本院全民健康保險自費特材品項(8/16版)

說明:本院依全民健康保險自費特材品項相關內容之說明(如副作用..等)，詳細說明請洽各專科醫師。

項次	本院中文名	本院英文名	使用原因	副作用	產品特性	與健保給付品療效比較	自付費用	健保編號	應注意事項
1	遠端橈骨交叉互鎖式骨板 MINI PLATE LEFT 24MM*43MM AS:ZIMMER BIOMET 131822040	MINI PLATE LEFT 24MM*43MM AS:ZIMMER BIOMET 131822040	1.鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨鬆或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適。	可能的副作用有，骨螺釘、骨板、螺釘鬆脫、裂縫或斷裂或因不癒合、骨質疏鬆的不穩定粉碎骨折的固定喪失，不癒合或癒合不良、造成喪失旋轉或月度上的解剖位置，對材料過敏。	1.鈦合金材質，生物相容性高 2. 關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊3.可提供無紋螺釘,利用其3D結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性	1. 鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨鬆或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適	62400	FBZ029081001	1．本植體僅可單次使用2．請勿將本產品用於適應症以外的用途3．為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械
2	遠端橈骨交叉互鎖式骨板 STANDARD PLATE LEFT 24MM*51MM AS:ZIMMER BIOMET 131822050	STANDARD PLATE LEFT 24MM*51MM AS:ZIMMER BIOMET 131822050	1.鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨鬆或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適。	可能的副作用有，骨螺釘、骨板、螺釘鬆脫、裂縫或斷裂或因不癒合、骨質疏鬆的不穩定粉碎骨折的固定喪失，不癒合或癒合不良、造成喪失旋轉或月度上的解剖位置，對材料過敏。	1.鈦合金材質，生物相容性高 2. 關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊3.可提供無紋螺釘,利用其3D結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性	1. 鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨鬆或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適	62400	FBZ029081001	1、本植體僅可單次使用2、請勿將本產品用於適應症以外的用途3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械
3	麥瑪通切片系統生檢探針 8G MAMMOTOME MULTIPLE-PROBE	MAMMOTOME MULTIPLE-PROBE 8G	"乳房活體組織切片檢查系統主要為提供乳房異常組織的診斷採樣作業, 配合攝影異常部位進行局部或完全切除採樣以提供乳房病理檢驗, 配合觸診異常部位進行局部切除採樣以提供乳房病理檢驗"	暫時性之乳房淤青或出血	"乳房活體組織切片檢查系統主要為提供乳房異常組織的診斷採樣作業, 配合攝影異常部位進行局部或完全切除採樣以提供乳房病理檢驗, 配合觸診異常部位進行局部切除採樣以提供乳房病理檢驗"	目前無建保給付品項	8590	NTZ011331003	產品為單次使用無法重複使用，經醫師判斷會因中心切除或活體組織切片而增加風險或產生併發症的病人，接受抗凝血劑或可能罹患出血失調的病人
4	丹妮絲上齒式脊椎螺釘 DTL CANNULATED SCREW 6.0X45MM AS：ZIMMER 01.03906.045	DTL CANNULATED SCREW 6.0X45MM AS：ZIMMER 01.03906.045	原發性椎間盤病變（椎關節病）與脊椎關節退化性疾病	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化，利用非金屬性植入物達成腰椎受力分散效果，降低椎間盤內部壓力。	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化，利用非金屬性植入物達成腰椎受力分散效果，降低椎間盤內部壓力。	22000	FBZ022788007	本產品為原裝無菌包裝,嚴禁開封後重新消毒二次使用.
5	多孔鉅金屬錐體替代系統 55MM 11X14 VBR-21 DEVICE AS:ZIMMER 06-131-10552	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 55MM 11X14 VBR-21 DEVICE AS:ZIMMER 06-131-10552	高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比健保給付聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨.材質擁有高摩擦係數.	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比健保給付聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨. 材質擁有高摩擦係數	骨生長能力極佳，骨頭可以長進融合器本身，提供更大範圍的融合面積。可達成早期骨融合效果，讓病人在更短時間內回復。軟硬度接近人體骨頭，減少融合器術後的下沉 (subsidence) 問題。高摩擦係數表面可增加融合器的穩定度，減少術後 cage migration 問題。增加植人物安全性。	153000	FBZ018297006	本產品為原裝無菌包裝,嚴禁開封後重新消毒二次使用.
6	多孔鉅金屬錐體替代系統 40MM 11X14 VBR-21 DEVICE AS:ZIMMER 06-131-10402	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 40MM 11X14 VBR-21 DEVICE AS:ZIMMER 06-131-10402	高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比健保給付聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨.材質擁有高摩擦係數.	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比健保給付聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨. 材質擁有高摩擦係數	骨生長能力極佳，骨頭可以長進融合器本身，提供更大範圍的融合面積。可達成早期骨融合效果，讓病人在更短時間內回復。軟硬度接近人體骨頭，減少融合器術後的下沉 (subsidence) 問題。高摩擦係數表面可增加融合器的穩定度，減少術後 cage migration 問題。增加植人物安全性。	153000	FBZ018297006	本產品為原裝無菌包裝,嚴禁開封後重新消毒二次使用.
7	多孔鉅金屬錐體替代系統 35MM 11X14 VBR-21 DEVICE AS:ZIMMER 06-131-10352	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 35MM 11X14 VBR-21 DEVICE AS:ZIMMER 06-131-10352	高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比健保給付聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨.材質擁有高摩擦係數.	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比健保給付聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨. 材質擁有高摩擦係數	骨生長能力極佳，骨頭可以長進融合器本身，提供更大範圍的融合面積。可達成早期骨融合效果，讓病人在更短時間內回復。軟硬度接近人體骨頭，減少融合器術後的下沉 (subsidence) 問題。高摩擦係數表面可增加融合器的穩定度，減少術後 cage migration 問題。增加植人物安全性。	153000	FBZ018297006	本產品為原裝無菌包裝,嚴禁開封後重新消毒二次使用.
8	多孔鉅金屬錐體替代系統 50MM 11X14 VBR-21 DEVICE AS:ZIMMER 06-131-10502	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 50MM 11X14 VBR-21 DEVICE AS:ZIMMER 06-131-10502	高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比健保給付聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨.材質擁有高摩擦係數.	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比健保給付聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨. 材質擁有高摩擦係數	骨生長能力極佳，骨頭可以長進融合器本身，提供更大範圍的融合面積。可達成早期骨融合效果，讓病人在更短時間內回復。軟硬度接近人體骨頭，減少融合器術後的下沉 (subsidence) 問題。高摩擦係數表面可增加融合器的穩定度，減少術後 cage migration 問題。增加植人物安全性。	153000	FBZ018297006	本產品為原裝無菌包裝,嚴禁開封後重新消毒二次使用.
9	鼻手術用氣化棒 CHANNELLING REFLEX ULTRA 45 AS:ARTHRO CARE EIC 4845-01	CHANNELLING REFLEX ULTRA 45 AS:ARTHRO CARE EIC 4845-01	用於避免或減少鼻產科骨盆腔部分手術後組織粘黏的發生	正常使用下，無	低溫雙極冷觸氣化	無	15000	TKY017079007	手術過程必須使用電導溶液，病人身上不能裝有心律調整器及其他電子植入器材
10	軟顎手術用氣化棒 CHANNELLING REFLEX ULTRA 55 AS:ARTHRO CARE EIC 4855-01	CHANNELLING REFLEX ULTRA 55 AS:ARTHRO CARE EIC 4855-01	本裝置可用於低侵襲性(微創)及開放手術(疝氣修復術)，以將人造材料固定於軟組織上。	正常使用下，無	低溫雙極冷觸氣化	無	15000	TKY017079008	手術過程必須使用電導溶液，病人身上不能裝有心律調整器及其他電子植入器材
11	扁桃腺及腺樣体手術用氣化棒 EVAC 70 XTRA WAND AS:ARTHRO CARE EIC 5872-01	EVAC 70 XTRA WAND AS:ARTHRO CARE EIC 5872-01	本裝置可用於低侵襲性(微創)及開放手術(疝氣修復術)，以將人造材料固定於軟組織上。	正常使用下，無	低溫雙極冷觸氣化	無	15000	TKY017079001	手術過程必須使用電導溶液，病人身上不能裝有心律調整器及其他電子植入器材
12	多孔鉅金屬錐體替代系統 30MM 11X14 VBR-21 DEVICE AS:ZIMMER 06-131-10302	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 30MM 11X14 VBR-21 DEVICE AS:ZIMMER 06-131-10302	配合達文西手術使用	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比健保給付聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨. 材質擁有高摩擦係數	骨生長能力極佳，骨頭可以長進融合器本身，提供更大範圍的融合面積。可達成早期骨融合效果，讓病人在更短時間內回復。軟硬度接近人體骨頭，減少融合器術後的下沉 (subsidence) 問題。高摩擦係數表面可增加融合器的穩定度，減少術後 cage migration 問題。增加植人物安全性。	153000	FBZ018297006	本產品為原裝無菌包裝,嚴禁開封後重新消毒二次使用.
13	馬司血液洗肝淨化組 MARS TREATMENT KITS AS:GAMBRO 1112/1	MARS TREATMENT KITS AS:GAMBRO 1112/1	配合達文西手術使用	於血液淨化治療療程中，須先考慮藥品血中濃度會減少，尤其是所有會與白蛋白結合的藥物。	馬司血液淨化治療是由血液中清除與蛋白結合的毒素及/或水溶性毒素，主要是針對經常伴隨內因性中毒、黃疸及昏迷性急性和慢性肝衰竭病人	健保尚無相同療法及及對應之特材	108190	S2018463001	無
14	斯若緹取石網 ZERO TIP NITINOL STONE RETRIEVAL BASKET 2.4FR/120CM/12MM AS:BOSTON 390-101	ZERO TIP NITINOL STONE RETRIEVAL BASKET 2.4FR/120CM/12MM AS:BOSTON 390-101	因健保給付的產品大部份為硫酸鈣的產品，且大部份為顆粒，沒有相關操作的配件	無已知副作用。	限醫療器材管理辦法「輸尿管結石移除器(H.4680)」第一等級鑑別範圍。	無	7600	CGUS1ZERTPSB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。5.需有專科執照醫師使用。
15	平圓喉刀柄 XPS SKIMMER ANGLE-TIP LARYNGEAL BLADE 3.5MM AS:XOMED 18-83523	XPS SKIMMER ANGLE-TIP LARYNGEAL BLADE 3.5MM AS:XOMED 18-83523	因健保給付的產品大部份為硫酸鈣的產品,且大部份為顆粒,沒有相關操作的配件	臨床數據未顯示出副作用。	因健保給付的產品大部份為硫酸鈣的產品,且大部份為顆粒,沒有相關操作的配件	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短37%的手術時間，快速完成手術。	8500	FEY004229001	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師。
16	平圓聲帶刀柄 XPS SKIMMER ANGLE-TIP SUBGLOTTIC BLADE 3.5MM AS:XOMED 18-83524	XPS SKIMMER ANGLE-TIP SUBGLOTTIC BLADE 3.5MM AS:XOMED 18-83524	適用於微創切除喉部軟組織。	臨床數據未顯示出副作用。	適用於微創切除喉部軟組織。	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短37%的手術時間，快速完成手術。	8500	FEY004229001	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師。
17	鋸齒喉刀柄 XPS TRICUT ANGLE-TIP LARYNGEAL BLADE 4.0MM AS:XOMED 18-84030	XPS TRICUT ANGLE-TIP LARYNGEAL BLADE 4.0MM AS:XOMED 18-84030	適用於微創切除喉部軟組織。	臨床數據未顯示出副作用。	適用於微創切除喉部軟組織。	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短37%的手術時間，快速完成手術。	8500	FEY004229001	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師。

18	雷勁氣壓式高速切割系統關節鑽專用鑽頭 LEGEND T12 TUBE 2.5MM MATCH FOR MIDAS REX PNEUMATIC HI AS:MEDTRONIC T12MH25	LEGEND T12 TUBE 2.5MM MATCH FOR MIDAS REX PNEUMATIC HI AS:MEDTRONIC T12MH25	I美敦力"雷勁氣壓式高速切割系統適用於下列醫療應用的手術中：神經手術脊椎手術耳鼻喉手術骨科手術一般手術及整形手術，包括口腔顎面外科、齦顏外科及胸骨切開手術用於分割骨骼及生化材料。	目前無臨床或研究顯示其副作用。	I美敦力"雷勁氣壓式高速切割系統適用於下列醫療應用的手術中：神經手術脊椎手術耳鼻喉手術骨科手術一般手術及整形手術，包括口腔顎面外科、齦顏外科及胸骨切開手術用於分割骨骼及生化材料。	無健保已給付項目	6600	FNX016944001	無
19	40度導航刀頭 RAD 40 CURVED ROTATABLE BLADE AS：MEDTRONIC 1884006EM	RAD 40 CURVED ROTATABLE BLADE AS：MEDTRONIC 1884006EM	本產品適用於1.慢性鼻竇炎2.鼻竇炎之併發症3.鼻息肉 4.鼻腔或鼻竇腫瘤5.鼻竇異物6.鼻竇其他病變。	無	執行鼻竇手術時能邊切削邊導航，精準的了解手術位置。	健保無此品項	15000	FEY004229002	無
20	12度導航刀頭 RAD 12 CURVED ROTATABLE BLADE AS：MEDTRONIC 1884012EM	RAD 12 CURVED ROTATABLE BLADE AS：MEDTRONIC 1884012EM	本產品適用於1.慢性鼻竇炎2.鼻竇炎之併發症3.鼻息肉 4.鼻腔或鼻竇腫瘤5.鼻竇異物6.鼻竇其他病變。	無	執行鼻竇手術時能邊切削邊導航，精準的了解手術位置。	健保無此品項	15000	FEY004229002	無
21	雷勁氣壓式高速切割系統關節鑽專用鑽頭 LEGEND T12 TUBE 2.0MM MATCH FOR MIDAS REX PNEUMATIC HI AS:MEDTRONIC T12MH20	LEGEND T12 TUBE 2.0MM MATCH FOR MIDAS REX PNEUMATIC HI AS:MEDTRONIC T12MH20	I美敦力"雷勁氣壓式高速切割系統適用於下列醫療應用的手術中：神經手術脊椎手術耳鼻喉手術骨科手術一般手術及整形手術，包括口腔顎面外科、齦顏外科及胸骨切開手術用於分割骨骼及生化材料。	目前無臨床或研究顯示其副作用。	I美敦力"雷勁氣壓式高速切割系統適用於下列醫療應用的手術中：神經手術脊椎手術耳鼻喉手術骨科手術一般手術及整形手術，包括口腔顎面外科、齦顏外科及胸骨切開手術用於分割骨骼及生化材料。	無健保已給付項目	6600	FNX016944001	無
22	0度導航刀頭 RAD 0 STRAIGHT ROTATABLE BLADE AS：MEDTRONIC 1884080EM	RAD 0 STRAIGHT ROTATABLE BLADE AS：MEDTRONIC 1884080EM	本產品適用於1.慢性鼻竇炎2.鼻竇炎之併發症3.鼻息肉 4.鼻腔或鼻竇腫瘤5.鼻竇異物6.鼻竇其他病變。	無	執行鼻竇手術時能邊切削邊導航，精準的了解手術位置。	健保無此品項	15000	FEY004229002	無
23	切割型極細鑽頭 SKEETER CUTTING 1.4MM AS：MEDTRONIC 3155634	SKEETER CUTTING 1.4MM AS：MEDTRONIC 3155634	鑽頭為極細型，適用於內耳手術、顯微耳內手術、人工電子耳手術。健保無此品項	無	鑽頭為極細型，適用於內耳手術、顯微耳內手術、人工電子耳手術。	健保無此品項	5000	FEX004229001	無
24	切割型極細鑽頭 SKEETER CUTTING 0.7MM AS：MEDTRONIC 3155637	SKEETER CUTTING 0.7MM AS：MEDTRONIC 3155637	鑽頭為極細型，適用於內耳手術、顯微耳內手術、人工電子耳手術。健保無此品項	無	鑽頭為極細型，適用於內耳手術、顯微耳內手術、人工電子耳手術。	健保無此品項	5000	FEX004229001	無
25	切割型極細鑽頭 SKEETER CUTTING 0.8MM AS：MEDTRONIC 3155638	SKEETER CUTTING 0.8MM AS：MEDTRONIC 3155638	鑽頭為極細型，適用於內耳手術、顯微耳內手術、人工電子耳手術。健保無此品項	無	鑽頭為極細型，適用於內耳手術、顯微耳內手術、人工電子耳手術。	健保無此品項	5000	FEX004229001	無
26	切割型極細鑽頭 SKEETER CUTTING 1.0MM AS：MEDTRONIC 3155631	SKEETER CUTTING 1.0MM AS：MEDTRONIC 3155631	鑽頭為極細型，適用於內耳手術、顯微耳內手術、人工電子耳手術。健保無此品項	無	鑽頭為極細型，適用於內耳手術、顯微耳內手術、人工電子耳手術。	健保無此品項	5000	FEX004229001	無
27	鑽石型極細鑽頭 SKEETER DIAMOND 0.7MM AS：MEDTRONIC 3155647	SKEETER DIAMOND 0.7MM AS：MEDTRONIC 3155647	鑽頭為極細型，適用於內耳手術、顯微耳內手術、人工電子耳手術。健保無此品項	無	鑽頭為極細型，適用於內耳手術、顯微耳內手術、人工電子耳手術。	健保無此品項	5000	FEX004229001	無
28	鑽石型極細鑽頭 SKEETER DIAMOND 0.8MM AS：MEDTRONIC 3155648	SKEETER DIAMOND 0.8MM AS：MEDTRONIC 3155648	鑽頭為極細型，適用於內耳手術、顯微耳內手術、人工電子耳手術。健保無此品項	無	鑽頭為極細型，適用於內耳手術、顯微耳內手術、人工電子耳手術。	健保無此品項	5000	FEX004229001	無
29	雷勁氣壓式高速切割系統關節鑽專用鑽頭 LEGEND T12 TUBE 1.5MM MATCH FOR MIDAS REX PNEUMATIC HI AS:MEDTRONIC T12MH15	LEGEND T12 TUBE 1.5MM MATCH FOR MIDAS REX PNEUMATIC HI AS:MEDTRONIC T12MH15	I美敦力"雷勁氣壓式高速切割系統適用於下列醫療應用的手術中：神經手術脊椎手術耳鼻喉手術骨科手術一般手術及整形手術，包括口腔顎面外科、齦顏外科及胸骨切開手術用於分割骨骼及生化材料。	目前無臨床或研究顯示其副作用。	I美敦力"雷勁氣壓式高速切割系統適用於下列醫療應用的手術中：神經手術脊椎手術耳鼻喉手術骨科手術一般手術及整形手術，包括口腔顎面外科、齦顏外科及胸骨切開手術用於分割骨骼及生化材料。	無健保已給付項目	6600	FNX016944001	無
30	體溫調節系統能量傳遞墊組 S ENERGY TRANSFER PADS KIT S 如:MEDIVANCE 317-05	ENERGY TRANSFER PADS KIT S AS:MEDIVANCE 317-05	低溫治療最重要的即是降溫快速、穩定低溫與緩速回溫，本醫材搭配自動溫控主機可達成以上三步驟，尤其能自動控制患者體溫恆定於目標溫度，並可自行調控回溫速率，全程自動進行低溫治療，穩定患者體溫並減少大量醫護人力負擔。	顫抖、凝血功能異常、心律不整、心搏過緩、電解質不平衡等	使用體溫調節系統能量傳遞墊組的低溫治療重症病患，其獲得良好神經學結果者比率為55%，相較傳統治療的良好神經學結果的比率39%高出許多，且為非侵入式治療方式，減少敗血症機會，安裝快速拆卸方便，穩定維持患者處於低溫狀態，回溫速率可調節，安全性更高。。	健保無類似給付品項	56000	TFTMCPAD178Y	以下狀況也不適合使用本器材:孕婦、營養不良、週邊血管疾病、組織血液灌注不良者、有出血傾向或凝血功能異常、使用類固醇或大量血管加壓劑者、本身存在進行性且無法治癒的疾病(i.e.癌末)
31	體溫調節系統能量傳遞墊組 M ENERGY TRANSFER PADS KIT M 如:MEDIVANCE 317-07	ENERGY TRANSFER PADS KIT M AS:MEDIVANCE 317-07	低溫治療最重要的即是降溫快速、穩定低溫與緩速回溫，本醫材搭配自動溫控主機可達成以上三步驟，尤其能自動控制患者體溫恆定於目標溫度，並可自行調控回溫速率，全程自動進行低溫治療，穩定患者體溫並減少大量醫護人力負擔。	顫抖、凝血功能異常、心律不整、心搏過緩、電解質不平衡等	使用體溫調節系統能量傳遞墊組的低溫治療重症病患，其獲得良好神經學結果者比率為55%，相較傳統治療的良好神經學結果的比率39%高出許多，且為非侵入式治療方式，減少敗血症機會，安裝快速拆卸方便，穩定維持患者處於低溫狀態，回溫速率可調節，安全性更高。。	健保無類似給付品項	56000	TFTMCPAD178Y	以下狀況也不適合使用本器材:孕婦、營養不良、週邊血管疾病、組織血液灌注不良者、有出血傾向或凝血功能異常、使用類固醇或大量血管加壓劑者、本身存在進行性且無法治癒的疾病(i.e.癌末)
32	止血夾(卡匣式) CLIP SHORT 135度 40PC/BX AS:OLYMPUS HX-610-135S	CLIP SHORT 135° 40PC/BX AS:OLYMPUS HX-610-135S	幫助傷口封夾癒合 避免傷口受到外物影響而再次出血	極少機率發生夾子卡在體內無法自然排出情形	特殊設計 簡易安裝使用 大幅度減少止血時間 不鏽鋼釘夾能夠有效封閉傷口 幫助癒合 可以配合所內視鏡電燒手術後的復原	無	350	SSZ016876001	使用後應避免接受MRI等相似手術以避免發生止血釘夾移位等造成使用者受損之情事
33	體溫調節系統能量傳遞墊組 L ENERGY TRANSFER PADS KIT L 如:MEDIVANCE 317-09	ENERGY TRANSFER PADS KIT L AS:MEDIVANCE 317-09	低溫治療最重要的即是降溫快速、穩定低溫與緩速回溫，本醫材搭配自動溫控主機可達成以上三步驟，尤其能自動控制患者體溫恆定於目標溫度，並可自行調控回溫速率，全程自動進行低溫治療，穩定患者體溫並減少大量醫護人力負擔。	顫抖、凝血功能異常、心律不整、心搏過緩、電解質不平衡等	使用體溫調節系統能量傳遞墊組的低溫治療重症病患，其獲得良好神經學結果者比率為55%，相較傳統治療的良好神經學結果的比率39%高出許多，且為非侵入式治療方式，減少敗血症機會，安裝快速拆卸方便，穩定維持患者處於低溫狀態，回溫速率可調節，安全性更高。。	健保無類似給付品項	56000	TFTMCPAD178Y	以下狀況也不適合使用本器材:孕婦、營養不良、週邊血管疾病、組織血液灌注不良者、有出血傾向或凝血功能異常、使用類固醇或大量血管加壓劑者、本身存在進行性且無法治癒的疾病(i.e.癌末)
34	利柏羅環形電極導管-二十極 7FR 20MMX110CM AS:JAPAN LIFELINE PV2020-110	RING ELECTROPHYSIOLOGY CATHETER 20-POLAR 7FR 20MMX110CM AS:JAPAN LIFELINE PV2020-110	電極導管係透過皮膚與血管腔置入心臟冠狀竇與房室瓣膜環帶暫時起搏或心臟生理電極檢查。105年5月藥物共同擬訂會議同意健保給付，惟廠商不同意健保給付價格，故無法納入健保給付。	請遵照指示使用本產品，以預防故障與不良反應事件的發生；否則將可能誘發心肌梗塞、動脈穿孔、及心包填塞，並可能造成死亡。	有二種型式:一為固定式導管柄;一為轉向式導管柄。轉向式導管柄於操作過程中可利用握把把手將末端導管柄彎曲。	無	64300	CCZ022461002	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。5.需有專科執照醫師使用。
35	利柏羅環形電極導管-二十極 7FR 22.5MMX110CM AS:JAPAN LIFELINE PV2022.5-110	RING ELECTROPHYSIOLOGY CATHETER 20-POLAR 7FR 22.5MMX110CM AS:JAPAN LIFELINE PV2022.5-110	電極導管係透過皮膚與血管腔置入心臟冠狀竇與房室瓣膜環帶暫時起搏或心臟生理電極檢查。105年5月藥物共同擬訂會議同意健保給付，惟廠商不同意健保給付價格，故無法納入健保給付。	請遵照指示使用本產品，以預防故障與不良反應事件的發生；否則將可能誘發心肌梗塞、動脈穿孔、及心包填塞，並可能造成死亡。	有二種型式:一為固定式導管柄;一為轉向式導管柄。轉向式導管柄於操作過程中可利用握把把手將末端導管柄彎曲。	無	64300	CCZ022461002	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。5.需有專科執照醫師使用。
36	利柏羅環形電極導管-二十極 7FR 15MMX110CM AS:JAPAN LIFELINE PV2015-110	RING ELECTROPHYSIOLOGY CATHETER 20-POLAR 7FR 15MMX110CM AS:JAPAN LIFELINE PV2015-110	電極導管係透過皮膚與血管腔置入心臟冠狀竇與房室瓣膜環帶暫時起搏或心臟生理電極檢查。105年5月藥物共同擬訂會議同意健保給付，惟廠商不同意健保給付價格，故無法納入健保給付。	請遵照指示使用本產品，以預防故障與不良反應事件的發生；否則將可能誘發心肌梗塞、動脈穿孔、及心包填塞，並可能造成死亡。	有二種型式:一為固定式導管柄;一為轉向式導管柄。轉向式導管柄於操作過程中可利用握把把手將末端導管柄彎曲。	無	64300	CCZ022461002	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。5.需有專科執照醫師使用。
37	朝日科塞爾微導管 ASAHI CORSAIR MICRO CATHETER 150CM AS:ASAHI CSW150-26N	ASAHI CORSAIR MICRO CATHETER 150CM AS:ASAHI CSW150-26N	此品項由十條金屬編織而成，提供良好支撐力。前端由鎢混製而成，非常柔軟有彈性。且外層具有60公分高分子塗層，可減少操作過程中的摩擦力。健保品項不具有上述優點。	目前無明顯可見副作用。	此品項由十條金屬編織而成，提供良好支撐力。前端由鎢混製而成，非常柔軟有彈性。且外層具有60公分高分子塗層，可減少操作過程中的摩擦力	此品項由十條金屬編織而成，提供良好支撐力。前端由鎢混製而成，非常柔軟有彈性。且外層具有60公分高分子塗層，可減少操作過程中的摩擦力。健保品項不具有上述優點。	25000	CGZ021465001	此導管必須由受過完整PTCA/PTA治療訓練的醫師使用。

38	利柏羅環型電極導管-十極 7FR 20MMX110CM AS:JAPAN LIFELINE PVI1020-110	RING ELECTROPHYSIOLOGY CATHETER 10-POLAR7FR 20MMX110CM AS:JAPAN LIFELINE PVI1020-110	電極導管係透過皮膚與血管腔置入心臟冠狀竇與房室瓣膜環帶暫時起搏或心臟生理電極檢查。105年5月藥物共同擬訂會議同意健保給付，惟廠商不同意健保給付價格，故無法納入健保給付。	請遵照指示使用本產品，以預防故障與不良反應事件的發生；否則將可能誘發心肌梗塞、動脈穿孔、及心包填塞，並可能造成死亡。	有二種型式:一為固定式導管柄;一為轉向式導管柄。轉向式導管柄於操作過程中可利用握把把手將末端導管柄彎曲。	無	64300	CCZ022461001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。5.需有專科執照醫師使用。
39	利柏羅環型電極導管-十極 7FR 22.5MMX110CM AS:JAPAN LIFELINE PVI1022.5-110	RING ELECTROPHYSIOLOGY CATHETER 10-POLAR7FR 22.5MMX110CM AS:JAPAN LIFELINE PVI1022.5-110	電極導管係透過皮膚與血管腔置入心臟冠狀竇與房室瓣膜環帶暫時起搏或心臟生理電極檢查。105年5月藥物共同擬訂會議同意健保給付，惟廠商不同意健保給付價格，故無法納入健保給付。	請遵照指示使用本產品，以預防故障與不良反應事件的發生；否則將可能誘發心肌梗塞、動脈穿孔、及心包填塞，並可能造成死亡。	有二種型式:一為固定式導管柄;一為轉向式導管柄。轉向式導管柄於操作過程中可利用握把把手將末端導管柄彎曲。	無	64300	CCZ022461001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。5.需有專科執照醫師使用。
40	利柏羅環型電極導管-十極 7FR 17.5MMX110CM AS:JAPAN LIFELINE PVI1017.5-110	RING ELECTROPHYSIOLOGY CATHETER 10-POLAR7FR 17.5MMX110CM AS:JAPAN LIFELINE PVI1017.5-110	電極導管係透過皮膚與血管腔置入心臟冠狀竇與房室瓣膜環帶暫時起搏或心臟生理電極檢查。105年5月藥物共同擬訂會議同意健保給付，惟廠商不同意健保給付價格，故無法納入健保給付。	請遵照指示使用本產品，以預防故障與不良反應事件的發生；否則將可能誘發心肌梗塞、動脈穿孔、及心包填塞，並可能造成死亡。	有二種型式:一為固定式導管柄;一為轉向式導管柄。轉向式導管柄於操作過程中可利用握把把手將末端導管柄彎曲。	無	64300	CCZ022461001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。5.需有專科執照醫師使用。
41	利柏羅環型電極導管-十極 7FR 25MMX110CM AS:JAPAN LIFELINE PVI1025-110	RING ELECTROPHYSIOLOGY CATHETER 10-POLAR7FR 25MMX110CM AS:JAPAN LIFELINE PVI1025-110	電極導管係透過皮膚與血管腔置入心臟冠狀竇與房室瓣膜環帶暫時起搏或心臟生理電極檢查。105年5月藥物共同擬訂會議同意健保給付，惟廠商不同意健保給付價格，故無法納入健保給付。	請遵照指示使用本產品，以預防故障與不良反應事件的發生；否則將可能誘發心肌梗塞、動脈穿孔、及心包填塞，並可能造成死亡。	有二種型式:一為固定式導管柄;一為轉向式導管柄。轉向式導管柄於操作過程中可利用握把把手將末端導管柄彎曲。	無	64300	CCZ022461001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。5.需有專科執照醫師使用。
42	卡迪歐導管導入器 PRE-ASSEMBLED ADVANCER UNIT+EP HEMOSTASIS ADAPTER AS:STEREOTAXIS 001-001751-1	CARDIODRIVE STERILE COMPONENTS PRE-ASSEMBLED ADVANCER UNIT+EP HEMOSTASIS ADAPTER AS:STEREOTAXIS 001-001751-1	臨床需使用且無同類特材本產品用於搭配Stereotaxis磁導航系統(MNS)使用，輔助操作病人心臟內相容的磁性電生理(EP)立體繪圖與電燒導管的推進或退後。	當搭配Stereotaxis磁導航系統(MNS)使用時，斯迪奧鈦思卡迪歐導管導入器不得用於相容的磁性電生理(EP)導管以外的電生理導管。	本產品用於搭配Stereotaxis磁導航系統(MNS)使用，輔助操作病人心臟內相容的磁性電生理(EP)立體繪圖與電燒導管的推進或退後。不適用於經冠狀動脈血管或冠狀靜脈竇的磁性電生理(EP)立體繪圖與電燒導管之推進。	市場上無其他同類特材可取代	56640	CGY021223001	此裝置僅限於受過專業訓練的醫師使用。當要連接或移除卡迪歐導管導入器時；或是從裝置插入或拔出導管時必需先降低磁場強度。
43	利柏羅環型電極導管-十極 7FR 12.5MMX110CM AS:JAPAN LIFELINE PVI1012.5-110	RING ELECTROPHYSIOLOGY CATHETER 10-POLAR7FR 12.5MMX110CM AS:JAPAN LIFELINE PVI1012.5-110	電極導管係透過皮膚與血管腔置入心臟冠狀竇與房室瓣膜環帶暫時起搏或心臟生理電極檢查。105年5月藥物共同擬訂會議同意健保給付，惟廠商不同意健保給付價格，故無法納入健保給付。	請遵照指示使用本產品，以預防故障與不良反應事件的發生；否則將可能誘發心肌梗塞、動脈穿孔、及心包填塞，並可能造成死亡。	有二種型式:一為固定式導管柄;一為轉向式導管柄。轉向式導管柄於操作過程中可利用握把把手將末端導管柄彎曲。	無	64300	CCZ022461001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。5.需有專科執照醫師使用。
44	溫斯班支架系統 4.5X20MM AS:BOSTON WS045020	WINGSPAN STENT SYSTEM 4.5X20MM AS:BOSTON WS045020	配合達文西手術使用	無已知副作用。	主要針對這些無法透過藥物治療、顱內血管阻塞程度超過50%以上的顱內動脈粥狀硬化狹窄且本支架系統可進入治療	無	162190	CBZ022592001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。5.需有專科執照醫師使用。
45	利柏羅環型電極導管-十極 7FR 15MMX110CM AS:JAPAN LIFELINE PVI1015-110	RING ELECTROPHYSIOLOGY CATHETER 10-POLAR7FR 15MMX110CM AS:JAPAN LIFELINE PVI1015-110	電極導管係透過皮膚與血管腔置入心臟冠狀竇與房室瓣膜環帶暫時起搏或心臟生理電極檢查。	請遵照指示使用本產品，以預防故障與不良反應事件的發生；否則將可能誘發心肌梗塞、動脈穿孔、及心包填塞，並可能造成死亡。	有二種型式:一為固定式導管柄;一為轉向式導管柄。轉向式導管柄於操作過程中可利用握把把手將末端導管柄彎曲。	無	64300	CCZ022461001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。5.需有專科執照醫師使用。
46	溫斯班支架系統 4.0X20MM AS:BOSTON WS040020	WINGSPAN STENT SYSTEM 4.0X20MM AS:BOSTON WS040020	因健保給付的產品大部份為硫酸鈣的產品，且大部份為顆粒，沒有相關操作的配件	無已知副作用。	主要針對這些無法透過藥物治療、顱內血管阻塞程度超過50%以上的顱內動脈粥狀硬化狹窄且本支架系統可進入治療	無	162190	CBZ022592001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。5.需有專科執照醫師使用。
47	溫斯班支架系統 4.5X9MM AS:BOSTON WS045009	WINGSPAN STENT SYSTEM 4.5X9MM AS:BOSTON WS045009	因健保給付的產品大部份為硫酸鈣的產品,且大部份為顆粒,沒有相關操作的配件	無已知副作用。	主要針對這些無法透過藥物治療、顱內血管阻塞程度超過50%以上的顱內動脈粥狀硬化狹窄且本支架系統可進入治療	無	162190	CBZ022592001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。5.需有專科執照醫師使用。
48	溫斯班支架系統 4.0X15MM AS:BOSTON WS040015	WINGSPAN STENT SYSTEM 4.0X15MM AS:BOSTON WS040015	"配合""柯惠""內視鏡自動手術縫合槍(Covidien標準槍、短槍及加長槍)使用，於胸腔、腹腔及骨盆腔手術中應用，同時切割、縫合血管、組織及器官，可更安全的進行複雜的手術，因健保給付額不足支付產品製造成本，故列為自費品項。"	無已知副作用。	主要針對這些無法透過藥物治療、顱內血管阻塞程度超過50%以上的顱內動脈粥狀硬化狹窄且本支架系統可進入治療	無	162190	CBZ022592001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。5.需有專科執照醫師使用。
49	溫斯班支架系統 4.5X15MM AS:BOSTON WS045015	WINGSPAN STENT SYSTEM 4.5X15MM AS:BOSTON WS045015	"配合""柯惠""內視鏡自動手術縫合槍(Covidien標準槍、短槍及加長槍)使用，於胸腔、腹腔及骨盆腔手術中應用，同時切割、縫合血管、組織及器官，可更安全的進行複雜的手術，因健保給付額不足支付產品製造成本，故列為自費品項。"	無已知副作用。	主要針對這些無法透過藥物治療、顱內血管阻塞程度超過50%以上的顱內動脈粥狀硬化狹窄且本支架系統可進入治療	無	162190	CBZ022592001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。5.需有專科執照醫師使用。

50	溫斯班支架系統 3.5X15MM AS:BOSTON WS035015	WINGSPAN STENT SYSTEM 3.5X15MM AS:BOSTON WS035015	"配合""柯惠""內視鏡自動手術縫合槍(Covidien標準槍、短槍及加長槍)使用，於胸腔、腹腔及骨盆腔手術中應用，同時切割、縫合血管、組織及器官，可更安全的進行複雜的手術。因健保給付額不足支付產品製造成本，故列為自費品項。"	無已知副作用。	主要針對這些無法透過藥物治療、顱內血管阻塞程度超過50%以上的顱內動脈粥狀硬化狹窄目本支架系統可進入治療	無	162190	CBZ022592001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。5.需有專科執照醫師使用。
51	溫斯班支架系統 3.5X20MM AS:BOSTON WS035020	WINGSPAN STENT SYSTEM 3.5X20MM AS:BOSTON WS035020	"配合""柯惠""內視鏡自動手術縫合槍(Covidien標準槍、短槍及加長槍)使用，於胸腔、腹腔及骨盆腔手術中應用，同時切割、縫合血管、組織及器官，可更安全的進行複雜的手術。因健保給付額不足支付產品製造成本，故列為自費品項。"	無已知副作用。	主要針對這些無法透過藥物治療、顱內血管阻塞程度超過50%以上的顱內動脈粥狀硬化狹窄目本支架系統可進入治療	無	162190	CBZ022592001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。5.需有專科執照醫師使用。
52	溫斯班支架系統 3.5X9MM AS:BOSTON WS035009	WINGSPAN STENT SYSTEM 3.5X9MM AS:BOSTON WS035009	"配合""柯惠""內視鏡自動手術縫合槍(Covidien標準槍、短槍及加長槍)使用，於胸腔、腹腔及骨盆腔手術中應用，同時切割、縫合血管、組織及器官，可更安全的進行複雜的手術。因健保給付額不足支付產品製造成本，故列為自費品項。"	無已知副作用。	主要針對這些無法透過藥物治療、顱內血管阻塞程度超過50%以上的顱內動脈粥狀硬化狹窄目本支架系統可進入治療	無	162190	CBZ022592001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。5.需有專科執照醫師使用。
53	溫斯班支架系統 4.0X9MM AS:BOSTON WS040009	WINGSPAN STENT SYSTEM 4.0X9MM AS:BOSTON WS040009	"配合""柯惠""內視鏡自動手術縫合槍(Covidien標準槍、短槍及加長槍)使用，於胸腔、腹腔及骨盆腔手術中應用，同時切割、縫合血管、組織及器官，可更安全的進行複雜的手術。因健保給付額不足支付產品製造成本，故列為自費品項。"	無已知副作用。	主要針對這些無法透過藥物治療、顱內血管阻塞程度超過50%以上的顱內動脈粥狀硬化狹窄目本支架系統可進入治療	無	162190	CBZ022592001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。5.需有專科執照醫師使用。
54	溫斯班支架系統 3.0X9MM AS:BOSTON WS030009	WINGSPAN STENT SYSTEM 3.0X9MM AS:BOSTON WS030009	可適用於乳房外科`切除手術，或其他須對軟組織進行切除與止血的手術。	無已知副作用。	主要針對這些無法透過藥物治療、顱內血管阻塞程度超過50%以上的顱內動脈粥狀硬化狹窄目本支架系統可進入治療	無	162190	CBZ022592001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。5.需有專科執照醫師使用。
55	溫斯班支架系統 3.0X15MM AS:BOSTON WS030015	WINGSPAN STENT SYSTEM 3.0X15MM AS:BOSTON WS030015	可適用於耳鼻喉科頭頸部手術，或其他須對軟組織進行切除與止血的手術。	無已知副作用。	主要針對這些無法透過藥物治療、顱內血管阻塞程度超過50%以上的顱內動脈粥狀硬化狹窄目本支架系統可進入治療	無	162190	CBZ022592001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。5.需有專科執照醫師使用。
56	溫斯班支架系統 2.5X20MM AS:BOSTON WS025020	WINGSPAN STENT SYSTEM 2.5X20MM AS:BOSTON WS025020	本品為手動牽開器，適用於腹腔鏡手術。本品可牽開手術切口邊緣，並通過產品端口將手術器械及內視鏡插入體內	無已知副作用。	主要針對這些無法透過藥物治療、顱內血管阻塞程度超過50%以上的顱內動脈粥狀硬化狹窄目本支架系統可進入治療	無	162190	CBZ022592001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。5.需有專科執照醫師使用。
57	溫斯班支架系統 3.0X20MM AS:BOSTON WS030020	WINGSPAN STENT SYSTEM 3.0X20MM AS:BOSTON WS030020	本品為手動牽開器，適用於腹腔鏡手術。本品可牽開手術切口邊緣，並通過產品端口將手術器械及內視鏡插入體內	無已知副作用。	主要針對這些無法透過藥物治療、顱內血管阻塞程度超過50%以上的顱內動脈粥狀硬化狹窄目本支架系統可進入治療	無	162190	CBZ022592001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。5.需有專科執照醫師使用。
58	溫斯班支架系統 2.5X9MM AS:BOSTON WS025009	WINGSPAN STENT SYSTEM 2.5X9MM AS:BOSTON WS025009	本品為手動牽開器，適用於腹腔鏡手術。本品可牽開手術切口邊緣，並通過產品端口將手術器械及內視鏡插入體內	無已知副作用。	主要針對這些無法透過藥物治療、顱內血管阻塞程度超過50%以上的顱內動脈粥狀硬化狹窄目本支架系統可進入治療	無	162190	CBZ022592001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。5.需有專科執照醫師使用。
59	溫斯班支架系統 2.5X15MM AS:BOSTON WS025015	WINGSPAN STENT SYSTEM 2.5X15MM AS:BOSTON WS025015	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無已知副作用。	主要針對這些無法透過藥物治療、顱內血管阻塞程度超過50%以上的顱內動脈粥狀硬化狹窄目本支架系統可進入治療	無	162190	CBZ022592001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。5.需有專科執照醫師使用。
60	愛康膚銀手術覆蓋敷料 9CM X 10CM 如:CONVATEC 412009	AQUACEL AG SURGICAL HYDROFIBER DRESSING WITH SILVER 9CM X 10CM AS:CONVATEC 412009	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	無	用於手術後縫合傷口，延展性好，可吸收多餘的滲液，銀離子有殺菌效果，外層可防水防菌	無	340	WDD0812009F4	1.使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用2.對本品或其成分過敏或曾發生過敏反應者，請勿使用AQUACEL Ag SURGICAL覆蓋敷料。
61	愛康膚銀手術覆蓋敷料 9CM X 15CM 如:CONVATEC 412010	AQUACEL AG SURGICAL HYDROFIBER DRESSING WITH SILVER 9CM X 15CM AS:CONVATEC 412010	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	無	用於手術後縫合傷口，延展性好，可吸收多餘的滲液，銀離子有殺菌效果，外層可防水防菌	無	380	WDD0812010F4	1.使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用2.對本品或其成分過敏或曾發生過敏反應者，請勿使用AQUACEL Ag SURGICAL覆蓋敷料。
62	鼻用(止血)敷料 NASOPORE NASAL DRESSING FORTE PLUS 8CM AS:POLYGANICS ND05-025/08B	NASOPORE NASAL DRESSING FORTE PLUS 8CM AS:POLYGANICS ND05-025/08B	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	無	1. 對傷口進行加壓止血的功能。2. 可自行碎化，不需拆紗移除。3. 防止傷口與周邊組織沾黏。4. 提供傷口修復的濕潤環境。5. 可作為局部藥物釋放載體，幫助傷口修復。	1. 傳統凡士林紗抽紗時會有強烈疼痛感與傷口再出血風險，因本產品自行碎化的特性故可以減少疼痛與再出血的情況。2. 自行碎化不需移除，可預防傷口沾黏的併發症3. 舒適的填塞，提供優良的止血效果，幫助傷口的修復4. 可作為局部藥物釋放載體，幫助傷口修復	4800	WDY000621001	1. 本產品須保存於4度C冷藏。2. 若產品拆開時已發生碎化之情形，則無法使用。3. 本產品出廠時已消毒滅菌，單片拆開後不得進行再消毒。

63	愛康處銀手術覆蓋敷料 9CM X 25CM 如:CONVATEC 412011	AQUACEL AG SURGICAL HYDROFIBER DRESSING WITH SILVER 9CM X 25CM AS:CONVATEC 412011	用於手術後縫合傷口，延展性好，可吸收多餘的滲液，銀離子有殺菌效果，外層可防水防菌	無	用於手術後縫合傷口，延展性好，可吸收多餘的滲液，銀離子有殺菌效果，外層可防水防菌	無	580	WDD0812011F4	1.使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用2.對本品或其成分過敏或曾發生過敏反應者，請勿使用AQUACEL Ag SURGICAL覆蓋敷料。
64	愛康處銀手術覆蓋敷料 9CM X 35CM 如:CONVATEC 412012	AQUACEL AG SURGICAL HYDROFIBER DRESSING WITH SILVER 9CM X 35CM AS:CONVATEC 412012	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	用於手術後縫合傷口，延展性好，可吸收多餘的滲液，銀離子有殺菌效果，外層可防水防菌	無	720	WDD0812012F4	1.使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用2.對本品或其成分過敏或曾發生過敏反應者，請勿使用AQUACEL Ag SURGICAL覆蓋敷料。
65	泰爾茂貼得適人造真皮 AS:TERUMO 2.5CM X 5CM	TERUMO ARTIFICAL DERMIS AS:TERUMO 2.5CM X 5CM	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	不可使用於過去曾對動物來源所製造的蛋白質過敏之病人。使用期間，如有發燒反應時，請立即執行抗感染治療，並檢視是否有感染的徵兆。應避免美容目的使用。使用於臉部時，可能會引起傷口的嚴重攣縮。請避免用於臉部。	讓病人本身的細胞自己重建類真皮組織。完全附著於患部，減輕疼痛。可用於深部傷口（暴露出來的骨骼、肌腱和肌肉等）。熱交叉鍵結程序的製劑，提供良好的生物相容性。低或無抗原性。在無菌狀態下製造，可立即用於移植。	目前尚未有任何人工真皮產品有健保給付。	8350	WDZ008900002	如出現過敏時，請立即移除產品。用於支氣管過敏或具有過敏症狀傾向如蕁麻疹的病人時，請特別注意。請勿將軟膏塗在傷口上或是產品下（軟膏可能會干擾膠原層的細胞滲透）。
66	泰爾茂貼得適人造真皮 AS:TERUMO 5CM X 5CM	TERUMO ARTIFICAL DERMIS AS:TERUMO 5CM X 5CM	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	不可使用於過去曾對動物來源所製造的蛋白質過敏之病人。使用期間，如有發燒反應時，請立即執行抗感染治療，並檢視是否有感染的徵兆。應避免美容目的使用。使用於臉部時，可能會引起傷口的嚴重攣縮。請避免用於臉部。	讓病人本身的細胞自己重建類真皮組織。完全附著於患部，減輕疼痛。可用於深部傷口（暴露出來的骨骼、肌腱和肌肉等）。熱交叉鍵結程序的製劑，提供良好的生物相容性。低或無抗原性。在無菌狀態下製造，可立即用於移植。	目前尚未有任何人工真皮產品有健保給付。	14470	WDZ008900003	如出現過敏時，請立即移除產品。用於支氣管過敏或具有過敏症狀傾向如蕁麻疹的病人時，請特別注意。請勿將軟膏塗在傷口上或是產品下（軟膏可能會干擾膠原層的細胞滲透）。
67	泰爾茂貼得適人造真皮AS:TERUMO 2.5CM X 2.5CM	TERUMO ARTIFICAL DERMISAS:TERUMO 2.5CM X 2.5CM	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	不可使用於過去曾對動物來源所製造的蛋白質過敏之病人。使用期間，如有發燒反應時，請立即執行抗感染治療，並檢視是否有感染的徵兆。應避免美容目的使用。使用於臉部時，可能會引起傷口的嚴重攣縮。請避免用於臉部。	讓病人本身的細胞自己重建類真皮組織。完全附著於患部，減輕疼痛。可用於深部傷口（暴露出來的骨骼、肌腱和肌肉等）。熱交叉鍵結程序的製劑，提供良好的生物相容性。低或無抗原性。在無菌狀態下製造，可立即用於移植。	目前尚未有任何人工真皮產品有健保給付。	4475	WDZ008900001	如出現過敏時，請立即移除產品。用於支氣管過敏或具有過敏症狀傾向如蕁麻疹的病人時，請特別注意。請勿將軟膏塗在傷口上或是產品下（軟膏可能會干擾膠原層的細胞滲透）。
68	防粘連可吸收膠 30MG/ML 10ML/PC	BARRIGEL 30MG/ML 10ML/PC	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	13500	FSZ005261001	無
69	防粘連可吸收膠 40MG/ML 10ML/PC	BARRIGEL 40MG/ML 10ML/PC	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	15000	FSZ005261002	無
70	防粘連可吸收膠 40MG/ML 5ML/PC	BARRIGEL 40MG/ML 5ML/PC	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	8500	FSZ005261004	無
71	歐氏骨釘骨板系統 EIGHT-PLATE GUIDED GROWTH PLATE 12MM AS:ORTHOFIX GP200CE	EIGHT-PLATE GUIDED GROWTH PLATE 12MM AS:ORTHOFIX GP200CE	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	生長板可能因螺絲鎖入不慎而受損。請務必遵循產品操作技術，避免此情況發生。骨板斷裂或骨螺絲鬆脫、彎曲、斷裂的情形也可能發生。可能需要二次手術更換或取出骨板和螺絲。對金屬有過敏反應麻醉和手術本身的潛在風險。	骨板中央小洞可引導暫時性導引骨針之正確植入；雙孔骨板造型；中間向內凹曲，側邊流線型低剖面骨板可緊密貼合骨組織，再以2支螺絲鎖住骨板。	"目前健保給付並無針對兒童生長骨矯正矯形手術專用衛材,故無法比較"	46000	FBP06GP200RT	交替鎖入螺絲直至螺絲完全固定在骨板、骨板完全貼附於骨骼、並應以螢光鏡在植入前、後確認位置。
72	歐氏骨釘骨板系統 EIGHT-PLATE GUIDED GROWTH PLATE 16MM AS:ORTHOFIX GP400CE	EIGHT-PLATE GUIDED GROWTH PLATE 16MM AS:ORTHOFIX GP400CE	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	生長板可能因螺絲鎖入不慎而受損。請務必遵循產品操作技術，避免此情況發生。骨板斷裂或骨螺絲鬆脫、彎曲、斷裂的情形也可能發生。可能需要二次手術更換或取出骨板和螺絲。對金屬有過敏反應麻醉和手術本身的潛在風險。	骨板中央小洞可引導暫時性導引骨針之正確植入；雙孔骨板造型；中間向內凹曲，側邊流線型低剖面骨板可緊密貼合骨組織，再以2支螺絲鎖住骨板。	"目前健保給付並無針對兒童生長骨矯正矯形手術專用衛材,故無法比較"	46000	FBP06GP200RT	交替鎖入螺絲直至螺絲完全固定在骨板、骨板完全貼附於骨骼、並應以螢光鏡在植入前、後確認位置。
73	單一使用可吸收固定釘 SINGLE USE ABSORBABLE FIXATION 5MM W/15 TACKS AS:COVIDIEN ABSTACK15	SINGLE USE ABSORBABLE FIXATION 5MM W/15 TACKS AS:COVIDIEN ABSTACK15	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	目前無文獻特別報告之。	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	健保給付品項無此類商品。	17500	TSZ026337001	無
74	單一使用可吸收固定釘 SINGLE USE ABSORBABLE FIXATION 5MM W/30 TACKS AS:COVIDIEN ABSTACK30	SINGLE USE ABSORBABLE FIXATION 5MM W/30 TACKS AS:COVIDIEN ABSTACK30	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	目前無文獻特別報告之。	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	健保給付品項無此類商品。	24000	TSZ026337002	無
75	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 9洞 VOLAR DISTAL ULNA PLATE LONG LEFT 9H AS：ACUMED 70-0047	VOLAR DISTAL ULNA PLATE LONG LEFT 9H AS：ACUMED 70-0047	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	如可能對植入物過敏或排斥。疼痛、不適或對植入物有異樣物感。手術傷口或植入物可能對神經細胞或軟組織的傷害。壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板的組合2骨板材質為使用鈦材質預塑形式，生物相容性，強度較一般重建骨板高3可減少病人軟組織的干擾及異物感29	健保品材質為不銹鋼材質，非中空導引鎖入設計，且術後病人須二次取出骨板。	49000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
76	帕普洛雙側縫合錨釘 POPLOK ANCHOR W/ONE#2 HIFI SUTURE 3.5MM AS:LINVATEC CKP-3501	POPLOK ANCHOR W/ONE#2 HIFI SUTURE 3.5MM AS:LINVATEC CKP-3501	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	潛在過敏以及其他對產品材質的過敏反應。	本產品是由非金屬之 (PEEK)材質製成之錨釘搭配韌性最強Hi-Fi縫線，以不用打結(Knotless)方式，直接縫線固定在錨釘上，使受損之軟組織更穩固附著到骨頭。適用於韌帶、肌腱、肩盂唇、旋轉袖…等，重新附著到骨頭。	錨釘是由非金屬之 (PEEK)材質製成優於健保給付之金屬材質，可免除人體對金屬之過敏反應。	17000	FBZ022251001	無
77	遞西微珠藥物傳遞栓塞系統 DC BEAD 2ML 100-300UM 如:BIOCOMPATIBLES DC2V103	DC BEAD 2ML 100-300UM AS:BIOCOMPATIBLES DC2V103	本產品DC BEAD"百而康"遞西微珠藥物傳遞栓塞系統，用於裝填doxorubicin HCl以達成在供應惡性腫瘤養分的增生血管內形成栓塞與局部持續對腫瘤釋放一定劑量的doxorubicin，暫無健保給付。	死亡；逆流、穿透患部附近正常或其他動脈(床)；病灶破裂或血管出血、痙攣等；肺或非治療處栓塞；缺血性中風或梗塞；非預期部位缺血；微血管床飽和及組織損傷；腦神經等神經性缺損；感染或過敏；導管內血塊形成須取出	1.以聚乙烯醇製造，具有生物相容、親水、不被吸收等特性且僅能夠裝填鹽類doxorubicin的水凝膠微球體構成。2.勿與藥品併用在病灶血管內形成栓塞。3.勿對非惡性腫瘤或在大口徑動靜脈引流處行栓塞治療	無同等品(健保給付品項)可進行比較	60000	CMZ020976001	禁忌症：血管阻塞療法缺耐受性。受開放性顱外內血管吻合或引流。血管痙攣或出血、無法行導管或栓塞治療。有側枝血管路徑或末端動脈直連腦神經。腫瘤供養動脈妨礙遞西微珠運作或較發源動脈末端分枝小。動脈粥樣化疾病
78	因特達文西第四代微腕型吻合釘(綠色填充釘) ENDOWRIST STAPLER 45 GREEN RELOAD FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 48445G	ENDOWRIST STAPLER 45 GREEN RELOAD FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 48445G	配合達文西手術使用	無	本產品適用於內視鏡手術中之EndoWrist套管、閉塞器、密封墊及相關配件，皆可用來建立達文西內視鏡手術輔助系統(daVinciXi)之EndoWrist器械、內視鏡或相容配件的進入通道。	無	19000	S8027815003	僅能由受過訓練之醫療人員依照達文西內視鏡手術輔助系統(daVinciXi)之操作指示在醫療院所內使用。套管與閉塞器不可用於其他的用途上。
79	因特達文西第四代微腕型吻合釘(藍色填充釘) ENDOWRIST STAPLER 45 BLUE RELOAD FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 48645B	ENDOWRIST STAPLER 45 BLUE RELOAD FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 48645B	配合達文西手術使用	無	本產品適用於內視鏡手術中之EndoWrist套管、閉塞器、密封墊及相關配件，皆可用來建立達文西內視鏡手術輔助系統(daVinciXi)之EndoWrist器械、內視鏡或相容配件的進入通道。	無	19000	S8027815002	僅能由受過訓練之醫療人員依照達文西內視鏡手術輔助系統(daVinciXi)之操作指示在醫療院所內使用。套管與閉塞器不可用於其他的用途上。
80	因特達文西第四代微腕型吻合釘(白色填充釘) ENDOWRIST STAPLER 45 WHITE RELOAD FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 48645W	ENDOWRIST STAPLER 45 WHITE RELOAD FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 48645W	配合達文西手術使用	無	本產品適用於內視鏡手術中之EndoWrist套管、閉塞器、密封墊及相關配件，皆可用來建立達文西內視鏡手術輔助系統(daVinciXi)之EndoWrist器械、內視鏡或相容配件的進入通道。	無	19000	S8027815001	僅能由受過訓練之醫療人員依照達文西內視鏡手術輔助系統(daVinciXi)之操作指示在醫療院所內使用。套管與閉塞器不可用於其他的用途上。
81	因特達文西第四代血管截斷鉗 VESSAL SEALER FOR DA VINCI Vi AS:INTUITIVE 480322	VESSAL SEALER FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 480322	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	67000	S8028057033	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上。這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出。不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
82	腹腔鏡用端口 可開啟環 3個端口 GLOVE PORT S AS:NELIS 330-AS	GLOVE PORT S AS:NELIS 330-AS	本品為手動牽開器，適用於腹腔鏡手術。本品可牽開手術切口邊緣，並通過產品端口將手術器械及內視鏡插入體內	無	"1. 端口透明, 看見器械進出2. 有移除環, 方便移除3. 手動排煙口4. 彈性端口, 器械自由度高5. 端口套管軟, 可插Trocar, 讓縫針線, 紗布, EndoGIA, 腹腔鏡及器械進出不需塗抹任何潤滑劑6. 上蓋打開及蓋上容易, 方便specimen取出及蓋上繼續手術7.適用1.5 ~2.5 cm傷口"	無疤痕或降低傷口數，患者恢復較快	29000	TSZ026478001	1. 請勿使用包裝有缺損的產品，產品需滅菌2. 注意使用期限3. 插入尖銳器械時注意產品沒有撕裂4. 請勿加熱產品5. 請勿重複使用產品6. 依照程序處置廢棄產品

83	因特達文西第四代微腕型無刀穿刺針 加長型 ENDOWRIST 12MM BLADELESS OBTURATOR LONG FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470396	ENDOWRIST 12MM BLADELESS OBTURATOR LONG FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470396	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	2300	S8028057046	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上。這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出。不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
84	因特達文西第四代血管鉗 SMALL CLIP APPLIER FOR DA VINCI Vi AS:INTUITIVE 470401	SMALL CLIP APPLIER FOR DA VINCI Vi AS:INTUITIVE 470401	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	2800	S8028057031	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上。這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出。不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
85	因特達文西第四代微腕型無刀穿刺針 ENDOWRIST 12MM BLADELESS OBTURATOR FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470395	ENDOWRIST 12MM BLADELESS OBTURATOR FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470395	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	2200	S8028057045	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上。這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出。不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
86	因特達文西第四代超音波刀外管 HARMONIC ACE CURVED SHEARS 8MM FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 480275	HARMONIC ACE CURVED SHEARS 8MM FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 480275	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	65000	S8028057023	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上。這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出。不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
87	因特達文西第四代微腕型12MM套管及吻合釘 密閉閥 ENDOWRIST 12MM & STAPLER CANNULA SEAL FOR DA VINCI VI	ENDOWRIST 12MM & STAPLER CANNULA SEAL FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470380	配合達文西手術使用	無	本產品適用於內視鏡手術中之EndoWrist套管、閉塞器、密封墊及相關配件，皆可用來建立達文西內視鏡手術輔助系統(daVinciXi)之EndoWrist器械、內視鏡或相容配件的進入通道。	無	2800	S8027815005	僅能由受過訓練之醫療人員依照達文西內視鏡手術輔助系統(daVinciXi)之操作指示在醫療院所內使用。套管與閉塞器不可用於其他的用途上。
88	因特達文西第四代微腕型12-8MM管徑縮減套管 ENDOWRIST 12-8MM CANNULA REDUCER FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470381	ENDOWRIST 12-8MM CANNULA REDUCER FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470381	配合達文西手術使用	無	本產品適用於內視鏡手術中之EndoWrist套管、閉塞器、密封墊及相關配件，皆可用來建立達文西內視鏡手術輔助系統(daVinciXi)之EndoWrist器械、內視鏡或相容配件的進入通道。	無	3500	S8027815006	僅能由受過訓練之醫療人員依照達文西內視鏡手術輔助系統(daVinciXi)之操作指示在醫療院所內使用。套管與閉塞器不可用於其他的用途上。
89	因特達文西第四代微腕型吻合釘鈍頭穿刺針 ENDOWRIST 12MM STAPLER BLUNT OBTURATOR FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470376	ENDOWRIST 12MM STAPLER BLUNT OBTURATOR FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470376	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	2200	S8028057042	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上。這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出。不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
90	因特達文西第四代微腕型吻合釘鈍頭穿刺針 加長型 ENDOWRIST 12MM STAPLER BLUNT OBT. LONG FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470390	ENDOWRIST 12MM STAPLER BLUNT OBT. LONG FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470390	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	2300	S8028057044	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上。這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出。不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
91	因特達文西第四代無刀片穿刺針(可視型)BLADELESS OBTURATOR 8MM (OPTIONAL)FOR DA VINCI Vi AS:INTUITIVE 470359	BLADELESS OBTURATOR 8MM (OPTIONAL)FOR DA VINCI Vi AS:INTUITIVE 470359	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	3500	S8028057047	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上。這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出。不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
92	因特達文西第四代吻端向上有孔型抓取鉗 TIP-UP FENESTRATED GRASPER FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470347	TIP-UP FENESTRATED GRASPER FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470347	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	29000	S8028057015	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上。這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出。不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
93	因特達文西第四代微腕型吻合釘套管 ENDOWRIST 12MM STAPLER CANNULA FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470375	ENDOWRIST 12MM STAPLER CANNULA FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470375	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	3500	S8028057041	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上。這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出。不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
94	因特達文西第四代短型抓取型牽引器 SMALL GRASPING RETRACTOR FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470318	SMALL GRASPING RETRACTOR FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470318	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	30000	S8028057016	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上。這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出。不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
95	因特達文西第四代海默拉克血管夾鉗(中) HEMO-LOK MED.-LARGE CLIP APPLIER FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470327	HEMO-LOK MED.-LARGE CLIP APPLIER FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470327	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	2000	S8028057008	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上。這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出。不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
96	因特達文西第四代機器中央柱無菌套 COLUMN DRAPE FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470341	COLUMN DRAPE FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470341	配合達文西手術使用	無	限醫療器材管理辦法「外科顯微鏡及其附件(I.4700)」第一等級鑑別範圍。	無	2600	S11015100002	無
97	因特達文西第四代彎型雙極電燒 CURVED BIPOLAR DISSECTOR FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470344	CURVED BIPOLAR DISSECTOR FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470344	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	33000	S8028057006	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上。這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出。不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
98	因特達文西第四代短型心房牽引器 ATRIAL RETRACTOR SHORT RIGHT FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470246	ATRIAL RETRACTOR SHORT RIGHT FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470246	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	36000	S8028057019	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上。這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出。不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
99	因特達文西第四代雙刃型牽引器 DUAL BLADE RETRACTOR FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470249	DUAL BLADE RETRACTOR FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470249	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	36000	S8028057020	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上。這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出。不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。

100	因特達文西第四代微腕型45吻合器 ENDOWRIST STAPLER 45 INSTRUMENT FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470298	ENDOWRIST STAPLER 45 INSTRUMENT FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470298	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	14900	S8028057032	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上，這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出，不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
101	因特達文西第四代海默拉克血管夾鉗(大) HEMO-LOK LARGE CLIP APPLIER FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470230	HEMO-LOK LARGE CLIP APPLIER FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470230	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	2000	S8028057009	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上，這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出，不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
102	因特達文西第四代大型夾針器 MEGA NEEDLE DRIVER FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470194	MEGA NEEDLE DRIVER FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470194	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	28000	S8028057025	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上，這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出，不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
103	因特達文西第四代有孔型雙極電燒 FENESTRATED BIPOLAR FORCEPS FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470205	FENESTRATED BIPOLAR FORCEPS FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470205	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	33000	S8028057005	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上，這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出，不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
104	因特達文西第四代心臟探針抓取鉗 CARDIAC PROBE GRASPER FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470215	CARDIAC PROBE GRASPER FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470215	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	25000	S8028057022	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上，這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出，不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
105	因特達文西第四代眼鏡蛇抓取鉗 COBRA GRASPER FOR DA VINCI Vi AS:INTUITIVE 470190	COBRA GRASPER FOR DA VINCI Vi AS:INTUITIVE 470190	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	28000	S8028057028	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上，這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出，不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
106	因特達文西第四代單極電燒剪刀 MONOPOLAR CURVED SCISSORS FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470179	MONOPOLAR CURVED SCISSORS FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470179	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	39000	S8028057001	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上，這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出，不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
107	因特達文西第四代羅氏鉗 RESANO FORCEPS FOR DA VINCI Vi AS:INTUITIVE 470181	RESANO FORCEPS FOR DA VINCI Vi AS:INTUITIVE 470181	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	28000	S8028057018	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上，這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出，不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
108	因特達文西第四代湯匙電燒 PERMANENT CAUTERY SPATULA FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470184	PERMANENT CAUTERY SPATULA FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470184	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	25000	S8028057003	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上，這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出，不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
109	因特達文西第四代馬式雙極電燒 MARYLAND BIPOLAR FORCEPS FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470172	MARYLAND BIPOLAR FORCEPS FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470172	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	33000	S8028057004	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上，這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出，不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
110	因特達文西第四代長型鉗子 LONG TIP FORCEPS FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470048	LONG TIP FORCEPS FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470048	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	30000	S8028057014	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上，這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出，不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
111	因特達文西第四代卡氏鉗 CADIERE FORCEPS FOR DA VINCI Vi AS:INTUITIVE 470049	CADIERE FORCEPS FOR DA VINCI Vi AS:INTUITIVE 470049	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	25000	S8028057024	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上，這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出，不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
112	因特達文西第四代迷你雙極電燒 MICRO BIPOLAR FORCEPS FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470171	MICRO BIPOLAR FORCEPS FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470171	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	33000	S8028057007	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上，這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出，不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
113	因特達文西第四代狄氏鉗 DEBAKEY FORCEPS FOR DA VINCI Vi AS:INTUITIVE 470036	DEBAKEY FORCEPS FOR DA VINCI Vi AS:INTUITIVE 470036	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	24000	S8028057029	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上，這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出，不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
114	因特達文西第四代鈍頭穿刺針 BLUNT OBTURATOR 8MM FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470008	BLUNT OBTURATOR 8MM FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470008	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	1700	S8028057037	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上，這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出，不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
115	因特達文西第四代鈍頭穿刺針 加長型 BLUNT OBTURATOR LONG 8MM FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470009	BLUNT OBTURATOR LONG 8MM FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470009	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	1750	S8028057038	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上，這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出，不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。

116	因特達文西第四代機器手臂無菌套 ARM DRAPE FOR DA VINCI Vi AS:INTUITIVE 470015	ARM DRAPE FOR DA VINCI Vi AS:INTUITIVE 470015	配合達文西手術使用	無	限醫療器材管理辦法「外科顯微鏡及其附件(I.4700)」第一等級鑑別範圍。	無	6300	S11015100001	無
117	因特達文西第四代迷你鉗子 BLACK DIAMOND MICRO FORCEPS FOR DA VINCI Vi AS:INTUITIVE 470033	BLACK DIAMOND MICRO FORCEPS FOR DA VINCI Vi AS:INTUITIVE 470033	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	21000	S8028057021	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上。這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出。不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
118	因特達文西第四代尖型剪刀 POTTS SCISSORS FOR DA VINCI Vi AS:INTUITIVE 470001	POTTS SCISSORS FOR DA VINCI Vi AS:INTUITIVE 470001	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	25000	S8028057017	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上。這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出。不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
119	因特達文西第四代套管 CANNULA 8MM FOR DA VINCI Vi AS:INTUITIVE 470002	CANNULA 8MM FOR DA VINCI Vi AS:INTUITIVE 470002	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	1700	S8028057035	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上。這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出。不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
120	因特達文西第四代套管 加長型 CANNULA LONG 8MM FOR DA VINCI Vi AS:INTUITIVE 470004	CANNULA LONG 8MM FOR DA VINCI Vi AS:INTUITIVE 470004	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	1750	S8028057036	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上。這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出。不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
121	因特達文西第四代微腕型吻合釘套管 ENDOWRIST STAPLER SHEATH FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 410370	ENDOWRIST STAPLER SHEATH FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 410370	配合達文西手術使用	無	本產品適用於內視鏡手術中之EndoWrist套管、閉塞器、密封墊及相關配件，皆可用來建立達文西內視鏡手術輔助系統(daVinciXi)之EndoWrist器械、內視鏡或相容配件的進入通道。	無	2800	S8027815004	僅能由受過訓練之醫療人員依照達文西內視鏡手術輔助系統(daVinciXi)之操作指示在醫療院所內使用。套管與閉塞器不可用於其他的用途上。
122	因特拉高解析度定位導管 8.5FRX115CM AS:BOSTON SCIENTIFIC M004RC64S0	INTELLAMAP ORION HIGH RESOLUTION MAPPING CATHETER 8.5FRX115CM AS:BOSTON SCIENTIFIC M004RC64S0	本產品適用於心臟結構的電生理標示(記錄或單純刺激)、複雜性與復發性心律不整立體定位標測。	無	本產品為8.5F(o2.82公釐)、作業長度115公分的64電極可操控導管。高解析多電極標測導管。	無	135000	CXZ027612001	本裝置應由受過適當訓練，且取得血管內導管使用授權的專業人員，方可使用。
123	史派節克椎體支撐系統 SPINEJACK SYSTEM IMPLANT Ψ5.8MM AS:VEXIM KE058	SPINEJACK SYSTEM IMPLANT Ψ5.8MM AS:VEXIM KE058	胸腰椎骨骼性壓迫性骨折	植入物斷裂或破損	可將壓扁之錐體撐起	無類似健保品	115000	FBZ025050001	無
124	悠補骨補骨材料 OPTECURE ALLOGRAFT DEMINERALIZED BONE MATRIX 5CC AS:EXACTECH 650-00-05	OPTECURE ALLOGRAFT DEMINERALIZED BONE MATRIX 5CC AS:EXACTECH 650-00-05	適用於骨骼替代品(四肢、脊椎與骨盆)與不影響骨結構穩定性的骨骼系統之骨裂縫或缺口的骨填充物。	未有任何嚴重副作用，極少數患者可能會有患處紅腫，或其他一般手術會碰到的副作用。	本特材成份為醫療級硫酸鈣及經美國組織銀行確認具有骨誘導作用的人體去礦物質化骨基質(DBM)，DBM中富含多種骨成長蛋白及骨誘導生長因子，例如:BMP-2, BMP-4,IGF-1,TGF-B1等，以黃金比例組合而成，具有良好骨質誘導效果，可促進骨骼修復生長。	傳統健保人工代用骨為顆粒型態不含DBM，僅具骨傳導作用填補於缺損處，本特材添加骨成長蛋白及骨誘導生長因子，同時兼具骨傳導及誘導作用，誘導骨生長修復。	80000	FBZ027409003	使用本產品時請依照所提供之操作及使用資訊使用。本產品為無菌包裝，不可重新滅菌，開封後不可重覆使用。
125	因特達文西第四代器械輔助導入器 INSTRUMENT INTRODUCER FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 342562	INSTRUMENT INTRODUCER FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 342562	配合達文西手術使用	無	限醫療器材管理辦法「婦產科用腹腔鏡及其附件(L.1720)」第一等級鑑別範圍。	無	230	S5007766055	無
126	因特達文西第四代光纖線組 BLUE FIBER CABLE KIT FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 380989	BLUE FIBER CABLE KIT FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 380989	配合達文西手術使用	無	限醫療器材管理辦法「婦產科用腹腔鏡及其附件(L.1720)」第一等級鑑別範圍。	無	6700	S5007766052	無
127	艾瑞格特益可吸收性人工骨泥 A-GRIX TE RESORBABLE BONE VOID FILLER 5CC AS:FORMOSA ATM0105	A-GRIX TE RESORBABLE BONE VOID FILLER 5CC AS:FORMOSA ATM0105	因健保給付的產品大部份為硫酸鈣的產品，且大部份為顆粒，沒有相關操作的配件	1)傷口副作用包括:血腫、患處引流、骨折、感染及其他一般手術會遇到的副作用2)本產品植入硬化後的破裂或突出，合併或單獨產生各種碎屑3)患處骨頭變形4)不完整或缺少骨長入空間5)暫時性高血鈣	因健保給付的產品大部份為硫酸鈣的產品，且大部份為顆粒，沒有相關操作的配件	健保給付品為較基礎開發產品，吸收較快自費產品為複方的產品，吸收降解速度較慢，利於骨頭刺激生長	54000	FBZ003900001	1)注意包裝使用前是否破損，無菌狀態被破壞，不可以重覆滅菌使用2)植入部份保持清潔、乾燥3)按照一般操作程序操作
128	亞諾葛來防沾黏生物膠 HYALOGLIDE ANTI-ADHESION GEL 1ML AS:ANIKA	HYALOGLIDE ANTI-ADHESION GEL 1ML AS:ANIKA	FSZ026881001	亞諾葛來防沾黏生物膠一毫升	HyaloglideAnti-adhesionGel1-ML	本產品適用於預防或降低肌腱、周邊神經與關節學縫黏解手術，與組織間所產生之纖維化或沾粘的發生。	16000	FSZ026881001	博唯生技股份有限公司
129	艾瑞格特益可吸收性人工骨泥 A-GRIX TE RESORBABLE BONE VOID FILLER 3CC AS:FORMOSA ATM0103	A-GRIX TE RESORBABLE BONE VOID FILLER 3CC AS:FORMOSA ATM0103	因健保給付的產品大部份為硫酸鈣的產品,且大部份為顆粒,沒有相關操作的配件	1)傷口副作用包括:血腫、患處引流、骨折、感染及其他一般手術會遇到的副作用2)本產品植入硬化後的破裂或突出，合併或單獨產生各種碎屑3)患處骨頭變形4)不完整或缺少骨長入空間5)暫時性高血鈣	因健保給付的產品大部份為硫酸鈣的產品,且大部份為顆粒,沒有相關操作的配件	健保給付品為較基礎開發產品，吸收較快，自費產品為複方的產品，吸收降解速度較慢，利於骨頭刺激生長	40500	FBZ003900001	1)注意包裝使用前是否破損，無菌狀態被破壞，不可以重覆滅菌使用2)植入部份保持清潔、乾燥3)按照一般操作程序操作
130	辛凱吉椎間支架植入物 SYNCAGE-LR 15.0X24X30MM AS：SYNTHES 889.864S	SYNCAGE IMPLANTS SYNCAGE-LR 15.0X24X30MM AS：SYNTHES 889.864S	植入物設計有特殊角度，搭配特殊器械能恢復脊椎生理角度	選擇錯誤的植入物或骨接合產生超過負荷所導致的植入物失敗;過敏反應肇因於無法適應植入物材質;癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙;植入物而引起的疼痛	"用於前開腰椎椎體融合數的植入物,提供足供的穩定性,修復椎體高度;修脊椎前凸;保持健全的椎體終板;側蜒曲狀可提供骨融合空間 增加脊椎穩定度;非創傷方法"	無健保替代品	83000	FBZ018509001	1.需由專業外科醫師使用。2.不可重新滅菌或重複使用
131	辛凱吉椎間支架植入物 SYNCAGE-LR 17.0X24X30MM AS：SYNTHES 889.866S	SYNCAGE IMPLANTS SYNCAGE-LR 17.0X24X30MM AS：SYNTHES 889.866S	植入物設計有特殊角度，搭配特殊器械能恢復脊椎生理角度	選擇錯誤的植入物或骨接合產生超過負荷所導致的植入物失敗;過敏反應肇因於無法適應植入物材質;癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙;植入物而引起的疼痛	"用於前開腰椎椎體融合數的植入物,提供足供的穩定性,修復椎體高度;修脊椎前凸;保持健全的椎體終板;側蜒曲狀可提供骨融合空間 增加脊椎穩定度;非創傷方法"	無健保替代品	83000	FBZ018509001	1.需由專業外科醫師使用。2.不可重新滅菌或重複使用
132	辛凱吉椎間支架植入物 SYNCAGE-LR 13.5X24X30MM AS：SYNTHES 889.862S	SYNCAGE IMPLANTS SYNCAGE-LR 13.5X24X30MM AS：SYNTHES 889.862S	植入物設計有特殊角度，搭配特殊器械能恢復脊椎生理角度	選擇錯誤的植入物或骨接合產生超過負荷所導致的植入物失敗;過敏反應肇因於無法適應植入物材質;癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙;植入物而引起的疼痛	"用於前開腰椎椎體融合數的植入物,提供足供的穩定性,修復椎體高度;修脊椎前凸;保持健全的椎體終板;側蜒曲狀可提供骨融合空間 增加脊椎穩定度;非創傷方法"	無健保替代品	83000	FBZ018509001	1.需由專業外科醫師使用。2.不可重新滅菌或重複使用
133	辛凱吉椎間支架植入物 SYNCAGE-LSR 13.5X28X38MM AS：SYNTHES 870.910S	SYNCAGE IMPLANTS SYNCAGE-LSR 13.5X28X38MM AS：SYNTHES 870.910S	植入物設計有特殊角度，搭配特殊器械能恢復脊椎生理角度	選擇錯誤的植入物或骨接合產生超過負荷所導致的植入物失敗;過敏反應肇因於無法適應植入物材質;癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙;植入物而引起的疼痛	"用於前開腰椎椎體融合數的植入物,提供足供的穩定性,修復椎體高度;修脊椎前凸;保持健全的椎體終板;側蜒曲狀可提供骨融合空間 增加脊椎穩定度;非創傷方法"	無健保替代品	83000	FBZ018509001	1.需由專業外科醫師使用。2.不可重新滅菌或重複使用
134	辛凱吉椎間支架植入物 SYNCAGE-LSR 15X28X38MM AS：SYNTHES 870.911S	SYNCAGE IMPLANTS SYNCAGE-LSR 15X28X38MM AS：SYNTHES 870.911S	植入物設計有特殊角度，搭配特殊器械能恢復脊椎生理角度	選擇錯誤的植入物或骨接合產生超過負荷所導致的植入物失敗;過敏反應肇因於無法適應植入物材質;癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙;植入物而引起的疼痛	"用於前開腰椎椎體融合數的植入物,提供足供的穩定性,修復椎體高度;修脊椎前凸;保持健全的椎體終板;側蜒曲狀可提供骨融合空間 增加脊椎穩定度;非創傷方法"	無健保替代品	83000	FBZ018509001	1.需由專業外科醫師使用。2.不可重新滅菌或重複使用
135	辛凱吉椎間支架植入物 SYNCAGE-LSR 17X28X38MM AS：SYNTHES 870.912S	SYNCAGE IMPLANTS SYNCAGE-LSR 17X28X38MM AS：SYNTHES 870.912S	植入物設計有特殊角度，搭配特殊器械能恢復脊椎生理角度	選擇錯誤的植入物或骨接合產生超過負荷所導致的植入物失敗;過敏反應肇因於無法適應植入物材質;癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙;植入物而引起的疼痛	"用於前開腰椎椎體融合數的植入物,提供足供的穩定性,修復椎體高度;修脊椎前凸;保持健全的椎體終板;側蜒曲狀可提供骨融合空間 增加脊椎穩定度;非創傷方法"	無健保替代品	83000	FBZ018509001	1.需由專業外科醫師使用。2.不可重新滅菌或重複使用
136	辛凱吉椎間支架植入物 SYNCAGE-LR 12.0X24X30MM AS：SYNTHES 889.861S	SYNCAGE IMPLANTS SYNCAGE-LR 12.0X24X30MM AS：SYNTHES 889.861S	植入物設計有特殊角度，搭配特殊器械能恢復脊椎生理角度	選擇錯誤的植入物或骨接合產生超過負荷所導致的植入物失敗;過敏反應肇因於無法適應植入物材質;癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙;植入物而引起的疼痛	"用於前開腰椎椎體融合數的植入物,提供足供的穩定性,修復椎體高度;修脊椎前凸;保持健全的椎體終板;側蜒曲狀可提供骨融合空間 增加脊椎穩定度;非創傷方法"	無健保替代品	83000	FBZ018509001	1.需由專業外科醫師使用。2.不可重新滅菌或重複使用
137	辛凱吉椎間支架植入物 SYNCAGE-LSR 12X28X38MM AS：SYNTHES 870.909S	SYNCAGE IMPLANTS SYNCAGE-LSR 12X28X38MM AS：SYNTHES 870.909S	植入物設計有特殊角度，搭配特殊器械能恢復脊椎生理角度	選擇錯誤的植入物或骨接合產生超過負荷所導致的植入物失敗;過敏反應肇因於無法適應植入物材質;癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙;植入物而引起的疼痛	"用於前開腰椎椎體融合數的植入物,提供足供的穩定性,修復椎體高度;修脊椎前凸;保持健全的椎體終板;側蜒曲狀可提供骨融合空間 增加脊椎穩定度;非創傷方法"	無健保替代品	83000	FBZ018509001	1.需由專業外科醫師使用。2.不可重新滅菌或重複使用

138	辛凱吉椎間支架植入物 SYNCAGE IMPLANTS EXTRA SMALL AS：SYNTHES 495-307	SYNCAGE IMPLANTS EXTRA SMALL AS：SYNTHES 495-307	植入物設計有特殊角度，搭配特殊器械能恢復脊椎生理角度	"選擇錯誤的植入物、與/或內部接合過度負荷或關節置換等移植失敗;因無法適應植入物,因而引發過敏反應;因血管障礙而引起延緩性癒合;因移植而引起的疼痛"	"用於支援接合骨頭與矯正骨骼變性而設計,它能改善: 降低解剖和/或骨折碎片或骨頭節段之重建;依照局部生物性機械要求,穩定內部接合;維持骨骼與組織的血液供應;促進手腳早日活動"	無健保替代品	66000	FBZ009901001	1.需由專業外科醫師使用。2.不可重新滅菌或重複使用
139	辛凱吉椎間支架植入物 SYNCAGE IMPLANTS SMALL AS：SYNTHES 495-309	SYNCAGE IMPLANTS SMALL AS：SYNTHES 495-309	植入物設計有特殊角度，搭配特殊器械能恢復脊椎生理角度	"選擇錯誤的植入物、與/或內部接合過度負荷或關節置換等移植失敗;因無法適應植入物,因而引發過敏反應;因血管障礙而引起延緩性癒合;因移植而引起的疼痛"	"用於支援接合骨頭與矯正骨骼變性而設計,它能改善: 降低解剖和/或骨折碎片或骨頭節段之重建;依照局部生物性機械要求,穩定內部接合;維持骨骼與組織的血液供應;促進手腳早日活動"	無健保替代品	66000	FBZ009901001	1.需由專業外科醫師使用。2.不可重新滅菌或重複使用
140	辛凱吉椎間支架植入物 SYNCAGE IMPLANTS MEDIUM AS：SYNTHES 495-311	SYNCAGE IMPLANTS MEDIUM AS：SYNTHES 495-311	植入物設計有特殊角度，搭配特殊器械能恢復脊椎生理角度	"選擇錯誤的植入物、與/或內部接合過度負荷或關節置換等移植失敗;因無法適應植入物,因而引發過敏反應;因血管障礙而引起延緩性癒合;因移植而引起的疼痛"	"用於支援接合骨頭與矯正骨骼變性而設計,它能改善: 降低解剖和/或骨折碎片或骨頭節段之重建;依照局部生物性機械要求,穩定內部接合;維持骨骼與組織的血液供應;促進手腳早日活動"	無健保替代品	66000	FBZ009901001	1.需由專業外科醫師使用。2.不可重新滅菌或重複使用
141	辛凱吉椎間支架植入物 SYNCAGE IMPLANTS LARGE A:19MM P:14MM AS:SYNTHES 495-313	SYNCAGE IMPLANTS LARGE A:19MM P:14MM AS:SYNTHES 495-313	植入物設計有特殊角度，搭配特殊器械能恢復脊椎生理角度	"選擇錯誤的植入物、與/或內部接合過度負荷或關節置換等移植失敗;因無法適應植入物,因而引發過敏反應;因血管障礙而引起延緩性癒合;因移植而引起的疼痛"	"用於支援接合骨頭與矯正骨骼變性而設計,它能改善: 降低解剖和/或骨折碎片或骨頭節段之重建;依照局部生物性機械要求,穩定內部接合;維持骨骼與組織的血液供應;促進手腳早日活動"	無健保替代品	66000	FBZ009901001	1.需由專業外科醫師使用。2.不可重新滅菌或重複使用
142	經內視鏡膽道金屬支架1X4CM AS:MICROVASIVE M00570890	WALLSTENT BILIARY ENDOPROSTHESIS OD:1CM L:4CM AS:MICROVASIVE M00570890	本產品適用於因惡性腫瘤造成膽道狹窄的緩解治療	"潛在併發症包括:出血, 疼痛, 穿孔, 支架易位, 異物感, 支架阻塞, 膽管潰瘍, 高燒, 膽管炎, 膽囊炎, 死亡"	"1波士頓科技"華勒斯膽道支架系統可透過遞送系統將鎳鈦合金的金屬支架遞送到病症處, 金屬支架在完全釋放後將會漸漸張開, 緩解狹窄"	"健保品項塑膠支架每3個月需要更換一次, ""波士頓科技""華勒斯膽道支架系統不但直徑更大有更好的引流量, 同時最長可維持1年的通暢期"	58500	CDZ018307001	MRI: 本產品在3特斯拉或較低的核磁共振造影環境中不會對患者造成影響
143	柯惠內視鏡自動手術縫合釘彎型 COVIDIEN EGIA CURVED VAS MED SULU 60X2-3MM AS：COVIDIEN EGIA60CTAVM	COVIDIEN EGIA CURVED VAS MED SULU 60X2-3MM AS：COVIDIEN EGIA60CTAVM	"配合""柯惠""內視鏡自動手術縫合槍(Covidien標準槍、短槍及加長槍)使用，於胸腔、腹腔及骨盆腔手術中應用，同時切割、縫合血管、組織及器官，可更安全的進行複雜的手術。因健保給付額不足支付產品製造成本，故列為自費品項。"	無副作用	"配合""柯惠""內視鏡自動手術縫合槍(Covidien標準槍、短槍及加長槍)使用，於胸腔、腹腔及骨盆腔手術中應用，同時切割、縫合血管、組織及器官，可更安全的進行複雜的手術。因健保給付額不足支付產品製造成本，故列為自費品項。"	"可切割縫合更厚、複雜的組織，減少組織損傷、出血及滲瘸的機率。特殊彎頭設計,應用於更廣泛的角度,深入組織更容易達到目標血管或組織。"	13000	SAZ022861002	1.需由專業外科醫師使用。2.本產品之設計、製造僅供單一病患使用。
144	柯惠內視鏡自動手術縫合釘彎型 COVIDIEN EGIA CURVED VAS MED SULU 60X3-4MM AS：COVIDIEN EGIA60CTAMT	COVIDIEN EGIA CURVED VAS MED SULU 60X3-4MM AS：COVIDIEN EGIA60CTAMT	"配合""柯惠""內視鏡自動手術縫合槍(Covidien標準槍、短槍及加長槍)使用，於胸腔、腹腔及骨盆腔手術中應用，同時切割、縫合血管、組織及器官，可更安全的進行複雜的手術。因健保給付額不足支付產品製造成本，故列為自費品項。"	無副作用	"配合""柯惠""內視鏡自動手術縫合槍(Covidien標準槍、短槍及加長槍)使用，於胸腔、腹腔及骨盆腔手術中應用，同時切割、縫合血管、組織及器官，可更安全的進行複雜的手術。因健保給付額不足支付產品製造成本，故列為自費品項。"	"可切割縫合更厚、複雜的組織，減少組織損傷、出血及滲瘸的機率。特殊彎頭設計,應用於更廣泛的角度,深入組織更容易達到目標組織。"	13000	SAZ022861002	1.需由專業外科醫師使用。2.本產品之設計、製造僅供單一病患使用。
145	柯惠內視鏡自動手術縫合釘 COVIDIEN EGIA EXTRA THICK SULU 60X4-5MM AS：COVIDIEN EGIA60AXT	COVIDIEN EGIA EXTRA THICK SULU 60X4-5MM AS：COVIDIEN EGIA60AXT	"配合""柯惠""內視鏡自動手術縫合槍(Covidien標準槍、短槍及加長槍)使用，於胸腔、腹腔及骨盆腔手術中應用，同時切割、縫合血管、組織及器官，可更安全的進行複雜的手術。因健保給付額不足支付產品製造成本，故列為自費品項。"	無副作用	"配合""柯惠""內視鏡自動手術縫合槍(Covidien標準槍、短槍及加長槍)使用，於胸腔、腹腔及骨盆腔手術中應用，同時切割、縫合血管、組織及器官，可更安全的進行複雜的手術。因健保給付額不足支付產品製造成本，故列為自費品項。"	可切割縫合更厚、複雜的組織，減少組織損傷、出血及滲瘸的機率。	13000	SAZ022861002	1.需由專業外科醫師使用。2.本產品之設計、製造僅供單一病患使用。3.必需通過15mm的穿刺套管。
146	柯惠內視鏡自動手術縫合釘彎型 COVIDIEN EGIA CURVED VAS MED SULU 45X2-3MM AS：COVIDIEN EGIA45CTAVM	COVIDIEN EGIA CURVED VAS MED SULU 45X2-3MM AS：COVIDIEN EGIA45CTAVM	"配合""柯惠""內視鏡自動手術縫合槍(Covidien標準槍、短槍及加長槍)使用，於胸腔、腹腔及骨盆腔手術中應用，同時切割、縫合血管、組織及器官，可更安全的進行複雜的手術。因健保給付額不足支付產品製造成本，故列為自費品項。"	無副作用	"配合""柯惠""內視鏡自動手術縫合槍(Covidien標準槍、短槍及加長槍)使用，於胸腔、腹腔及骨盆腔手術中應用，同時切割、縫合血管、組織及器官，可更安全的進行複雜的手術。因健保給付額不足支付產品製造成本，故列為自費品項。"	"可切割縫合更厚、複雜的組織，減少組織損傷、出血及滲瘸的機率。特殊彎頭設計,應用於更廣泛的角度,深入組織更容易達到目標血管或組織。"	13000	SAZ022861001	1.需由專業外科醫師使用。2.本產品之設計、製造僅供單一病患使用。
147	柯惠內視鏡自動手術縫合釘 COVIDIEN EGIA MED THICK SULU 60X3-4MM AS:COVIDIEN EGIA60AMT	COVIDIEN EGIA MED THICK SULU 60X3-4MM AS:COVIDIEN EGIA60AMT	"配合""柯惠""內視鏡自動手術縫合槍(Covidien標準槍、短槍及加長槍)使用，於胸腔、腹腔及骨盆腔手術中應用，同時切割、縫合血管、組織及器官，可更安全的進行複雜的手術。因健保給付額不足支付產品製造成本，故列為自費品項。"	無副作用	紫色釘匣在刮切線任一端上的三排遞增高度之3.0mm、3.5mm、4.0mm鈦金屬縫合釘，更好的組織適應性，可應用於厚度多變組織，更好的縫合效果，減少組織損傷，減少滲血及瘸的機率。主要適用於肺、胃、腸組織，推薦使用於減重手術。	可切割縫合更厚、複雜的組織，減少組織損傷、出血及滲瘸的機率。	12800	SAZ022861002	1.需由專業外科醫師使用。2.本產品之設計、製造僅供單一病患使用。
148	柯惠內視鏡自動手術縫合釘 COVIDIEN EGIA EXTRA THICK SULU 45X4-5MM AS：COVIDIEN EGIA45AXT	COVIDIEN EGIA EXTRA THICK SULU 45X4-5MM AS：COVIDIEN EGIA45AXT	"配合""柯惠""內視鏡自動手術縫合槍(Covidien標準槍、短槍及加長槍)使用，於胸腔、腹腔及骨盆腔手術中應用，同時切割、縫合血管、組織及器官，可更安全的進行複雜的手術。因健保給付額不足支付產品製造成本，故列為自費品項。"	無副作用	"配合""柯惠""內視鏡自動手術縫合槍(Covidien標準槍、短槍及加長槍)使用，於胸腔、腹腔及骨盆腔手術中應用，同時切割、縫合血管、組織及器官，可更安全的進行複雜的手術。因健保給付額不足支付產品製造成本，故列為自費品項。"	可切割縫合更厚、複雜的組織，減少組織損傷、出血及滲瘸的機率。	13000	SAZ022861001	1.需由專業外科醫師使用。2.本產品之設計、製造僅供單一病患使用。3.必需通過15mm的穿刺套管。
149	複發式內視鏡胸腹自動縫合釘 MULTIFIRE ENDO TA30-2.5 LOADING UNIT AS:USSC 010911L	MULTIFIRE ENDO TA30-2.5 LOADING UNIT AS:USSC 010911L	複發式內視鏡胸腹自動縫合器應用於腹腔內視鏡手術、婦產科內視鏡手術、小兒科內視鏡手術及胸腔內視鏡手術中組織的切割或切除時使用，因健保給付金額不足以負擔產品製造成本，故為自費產品。	無副作用	配合複發式內視鏡胸腹自動縫合器使用，為其補充釘匣。	配合複發式內視鏡胸腹自動縫合器使用，為其補充釘匣。	5300	SAZ010682001	1.需由專業外科醫師使用。2.依組織的厚薄選擇縫釘規格。
150	單一切口多器械導入套管組 SILS PORT 12MM AS:USS SILSPT12	SILS PORT 12MM AS:USS SILSPT12	本產品適用於多個器械或內視鏡經由單一切口進入腹腔，進行微小侵入性的腹腔鏡手術。因健保給付金額不足以負擔產品製造成本，故為自費產品。	無副作用	僅需單一切口，進行微小侵入性的腹腔鏡手術。	無對應品	26000	CDZ020660001	1.需由專業外科醫師使用。2.本產品設計及製作供單一病患使用，重複使用或再處理本產品可能導致產品失效及後續病患損傷。3.本產品不得使用於腹腔鏡置入術為禁忌症之病患。
151	柯惠內視鏡自動手術縫合釘 COVIDIEN EGIA MED THICK SULU 45X3-4MM AS:COVIDIEN EGIA45AMT	COVIDIEN EGIA MED THICK SULU 45X3-4MM AS:COVIDIEN EGIA45AMT	"配合""柯惠""內視鏡自動手術縫合槍(Covidien標準槍、短槍及加長槍)使用，於胸腔、腹腔及骨盆腔手術中應用，同時切割、縫合血管、組織及器官，可更安全的進行複雜的手術。因健保給付額不足支付產品製造成本，故列為自費品項。"	無副作用	紫色釘匣在刮切線任一端上的三排遞增高度之3.0mm、3.5mm、4.0mm鈦金屬縫合釘，更好的組織適應性，可應用於厚度多變組織，更好的縫合效果，減少組織損傷，減少滲血及瘸的機率。主要適用於肺、胃及腸組織，推薦使用於減重手術。	可切割縫合更厚、複雜的組織，減少組織損傷、出血及滲瘸的機率。	11500	SAZ022861001	1.需由專業外科醫師使用。2.本產品之設計、製造僅供單一病患使用。
152	柯惠內視鏡自動手術縫合釘 COVIDIEN EGIA VASCULAR MED SULU 45X2-3MM AS:COVIDIEN EGIA45AVM	COVIDIEN EGIA VASCULAR MED SULU 45X2-3MM AS:COVIDIEN EGIA45AVM	"配合""柯惠""內視鏡自動手術縫合槍(Covidien標準槍、短槍及加長槍)使用，於胸腔、腹腔及骨盆腔手術中應用，同時切割、縫合血管、組織及器官，可更安全的進行複雜的手術。因健保給付額不足支付產品製造成本，故列為自費品項。"	無副作用	棕色釘匣在刮切線任一端上的三排遞增高度之2.0mm、2.5mm、3.0mm鈦金屬縫合釘，更好的組織適應性，可應用於厚度多變組織，更好的縫合效果，減少組織損傷，減少滲血及瘸的機率。主要適用於血管、小腸等組織	可切割縫合更厚、複雜的組織，減少組織損傷、出血及滲瘸的機率。	11500	SAZ022861001	1.需由專業外科醫師使用。2.本產品之設計、製造僅供單一病患使用。
153	超音波骨刀磨頭 AS：MISONIX MXB-S1	BONE SCALPEL MICRO HOOK INCLUDES SHAVER TIP SHORT EXTENSION AND SILICONE SLEEVE AS：MISONIX MXB-S1	"此產品需搭配超音波手術系統-沖洗管路共同使用,無法單獨採用。超音波手術系統不傷害周圍組織神經及血管，減少手術中血液的流失、骨細胞的壞死，並有效減少手術時間，降低醫院人事成本、增進術後的復原。"	過低的給水速率可能造成組織的灼傷	" 脊椎手術，要進行減壓手術，在過程中要有效的清除及減壓，要顧及椎動脈、及硬腦膜破裂問題，因為骨刀是單面操作，操作過程中視野清晰，對於骨刺有效切割及有效明型，過程是精細而快速, 有效降低失血率,及進行研磨及清除硬化的韌帶，直到硬腦膜上，而不會造成硬腦膜破裂。"	1.骨鋸切割開除比較大，骨頭流失比較多，骨頭變型不易生長，術後復原困難，會有塌陷困擾。2.骨鋸研磨或切割因而產生高溫容易造成骨頭壞死，及產生骨粉和出血，必須同時沖水而會造成手術面不乾淨及不清楚，而造成神經損傷、軟組織受損，而造成手術時間加長。	31000	TKY023677001	1.此產品為單次使用滅菌包裝，使用前請檢查外包裝上有效日期、外觀完整性。2.此產品需搭配超音波手術系統-沖洗管路共同使用，使用過程中不可關閉沖水。
154	沖洗管路 IRRIGATION TUBE AS：MISONIX MXB-T	IRRIGATION TUBE AS：MISONIX MXB-T	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	過低的給水速率可能造成組織的灼傷	" 脊椎手術，要進行減壓手術，在過程中要有效的清除及減壓，要顧及椎動脈、及硬腦膜破裂問題，因為骨刀是單面操作，操作過程中視野清晰，對於骨刺有效切割及有效明型，過程是精細而快速, 有效降低失血率,及進行研磨及清除硬化的韌帶，直到硬腦膜上，而不會造成硬腦膜破裂。"	1.骨鋸切割開除比較大，骨頭流失比較多，骨頭變型不易生長，術後復原困難，會有塌陷困擾。2.骨鋸研磨或切割因而產生高溫容易造成骨頭壞死，及產生骨粉和出血，必須同時沖水而會造成手術面不乾淨及不清楚，而造成神經損傷、軟組織受損，而造成手術時間加長。	5000	TKY023677002	1.此產品為單次使用滅菌包裝，使用前請檢查外包裝上有效日期、外觀完整性。2.此產品需搭配超音波手術系統-骨刀磨盤頭共同使用，使用過程中不可關閉沖水。

155	超音波骨刀齒型 AS：MISONIX MXB-B1	BONE SCALPEL 20MM UNILATERAL SERRATIONS INCLUDES BLADE SHORT EXTENSION AND SILICONE SLEEVE AS：MISONIX MXB-B1	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	過低的給水速率可能造成組織的灼傷	" 脊椎手術．要進行減壓手術．在過程中要有效的清除及減壓．要顧及椎動脈、及硬腦膜破裂問題．因為骨刀是單面操作．操作過程中視野清晰．對於骨刺有效切割及有效明型．過程是精細而快速, 有效降低失血率,及進行研磨及清除硬化的韌帶．直到硬腦膜上．而不會造成硬腦膜破裂。"	1.骨鋸切割開除比較大．骨頭流失比較多．骨頭變型不易生長．術後復原困難．會有塌陷困擾。2.骨鋸研磨或切割因而產生高溫容易造成骨頭壞死．及產生骨粉和出血．必須同時沖水而會造成手術面不乾淨及不清楚．而造成神經損傷、軟組織受損．而造成手術時間加長。	31000	TKY023677001	1.此產品為單次使用滅菌包裝．使用前請檢查外包裝上有效日期、外觀完整性。2.此產品需搭配超音波手術系統-沖洗管路共同使用．使用過程中不可關閉沖水。
156	超音波骨刀鈍型長直 AS：MISONIX MXB-10LS	BONE SCALPEL 10MM BLUNT LONG STRAIGHT INCLUDES 10MM BLADE LONG STR. EXTENSION AND SILICONE SLEEVE AS：MISONIX MXB-10LS	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	過低的給水速率可能造成組織的灼傷	" 脊椎手術．要進行減壓手術．在過程中要有效的清除及減壓．要顧及椎動脈、及硬腦膜破裂問題．因為骨刀是單面操作．操作過程中視野清晰．對於骨刺有效切割及有效明型．過程是精細而快速, 有效降低失血率,及進行研磨及清除硬化的韌帶．直到硬腦膜上．而不會造成硬腦膜破裂。"	1.骨鋸切割開除比較大．骨頭流失比較多．骨頭變型不易生長．術後復原困難．會有塌陷困擾。2.骨鋸研磨或切割因而產生高溫容易造成骨頭壞死．及產生骨粉和出血．必須同時沖水而會造成手術面不乾淨及不清楚．而造成神經損傷、軟組織受損．而造成手術時間加長。	31000	TKY023677001	1.此產品為單次使用滅菌包裝．使用前請檢查外包裝上有效日期、外觀完整性。2.此產品需搭配超音波手術系統-沖洗管路共同使用．使用過程中不可關閉沖水。
157	超音波骨刀鈍型 AS：MISONIX MXB-20	BONE SCALPEL 20MM BLUNT INCLUDES 20MM BLADE AND SHORT EXTENSION AS：MISONIX MXB-20	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	過低的給水速率可能造成組織的灼傷	" 脊椎手術．要進行減壓手術．在過程中要有效的清除及減壓．要顧及椎動脈、及硬腦膜破裂問題．因為骨刀是單面操作．操作過程中視野清晰．對於骨刺有效切割及有效明型．過程是精細而快速, 有效降低失血率,及進行研磨及清除硬化的韌帶．直到硬腦膜上．而不會造成硬腦膜破裂。"	1.骨鋸切割開除比較大．骨頭流失比較多．骨頭變型不易生長．術後復原困難．會有塌陷困擾。2.骨鋸研磨或切割因而產生高溫容易造成骨頭壞死．及產生骨粉和出血．必須同時沖水而會造成手術面不乾淨及不清楚．而造成神經損傷、軟組織受損．而造成手術時間加長。	31000	TKY023677001	1.此產品為單次使用滅菌包裝．使用前請檢查外包裝上有效日期、外觀完整性。2.此產品需搭配超音波手術系統-沖洗管路共同使用．使用過程中不可關閉沖水。
158	超音波骨刀鈍型長彎 AS：MISONIX MXB-10LC	BONE SCALPEL 10MM BLUNT LONG CURVED INCLUDES 10MM BLADE LONG CURVED AND SILICONE SLEEVE AS：MISONIX MXB-10LC	" 脊椎手術．要進行減壓手術．在過程中要有效的清除及減壓．要顧及椎動脈、及硬腦膜破裂問題．因為骨刀是單面操作．操作過程中視野清晰．對於骨刺有效切割及有效明型．過程是精細而快速, 有效降低失血率,及進行研磨及清除硬化的韌帶．直到硬腦膜上．而不會造成硬腦膜破裂。"	過低的給水速率可能造成組織的灼傷	" 脊椎手術．要進行減壓手術．在過程中要有效的清除及減壓．要顧及椎動脈、及硬腦膜破裂問題．因為骨刀是單面操作．操作過程中視野清晰．對於骨刺有效切割及有效明型．過程是精細而快速, 有效降低失血率,及進行研磨及清除硬化的韌帶．直到硬腦膜上．而不會造成硬腦膜破裂。"	1.骨鋸切割開除比較大．骨頭流失比較多．骨頭變型不易生長．術後復原困難．會有塌陷困擾。2.骨鋸研磨或切割因而產生高溫容易造成骨頭壞死．及產生骨粉和出血．必須同時沖水而會造成手術面不乾淨及不清楚．而造成神經損傷、軟組織受損．而造成手術時間加長。	31000	TKY023677001	1.此產品為單次使用滅菌包裝．使用前請檢查外包裝上有效日期、外觀完整性。2.此產品需搭配超音波手術系統-沖洗管路共同使用．使用過程中不可關閉沖水。
159	守護者左心耳閉合系統 33MM 12FR 75.5CM AS:BOSTON SCIENTIFIC WS-3306	WATCHMAN LEFT ATRIAL APPENDAGE CLOSURE SYSTEM 33MM 12FR 75.5CM AS:BOSTON SCIENTIFIC WS-3306	I艾克曼"解剖型機骨頭系統包含了機骨頭與枝幹的組合，適合用來取代機骨頭之關節表面，只限於使用在機骨頭。	無	本器材的設計為植入左心耳(LAA)開口(出口)或稍遠一些的永久性植入物．在可能形成之栓塞離開左心耳(LAA)前．將其攔截。可在導管實驗室環境下，進行局部或全身麻醉．完成置放程序。	無	210000	CMC01WSLAASB	無
160	超音波骨刀鈍型 AS：MISONIX MXB-10	BONE SCALPEL 10MM BLUNT INCLUDES 10MM BLADE AND SHORT EXTENSION AS：MISONIX MXB-10	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	過低的給水速率可能造成組織的灼傷	" 脊椎手術．要進行減壓手術．在過程中要有效的清除及減壓．要顧及椎動脈、及硬腦膜破裂問題．因為骨刀是單面操作．操作過程中視野清晰．對於骨刺有效切割及有效明型．過程是精細而快速, 有效降低失血率,及進行研磨及清除硬化的韌帶．直到硬腦膜上．而不會造成硬腦膜破裂。"	1.骨鋸切割開除比較大．骨頭流失比較多．骨頭變型不易生長．術後復原困難．會有塌陷困擾。2.骨鋸研磨或切割因而產生高溫容易造成骨頭壞死．及產生骨粉和出血．必須同時沖水而會造成手術面不乾淨及不清楚．而造成神經損傷、軟組織受損．而造成手術時間加長。	31000	TKY023677001	1.此產品為單次使用滅菌包裝．使用前請檢查外包裝上有效日期、外觀完整性。2.此產品需搭配超音波手術系統-沖洗管路共同使用．使用過程中不可關閉沖水。
161	複埠式導入套管組 LAGI-PORT KIT 5MMX2 12MMX1 15MMX1 AS:LAGIS TRL-0211	LAGI-PORT KIT 5MMX2 12MMX1 15MMX1 AS:LAGIS TRL-0211	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	"此品項是經伽瑪輻射滅菌單次使用產品,主要零件為 1.本體 2.充氣組 3.套筒 4.傷口撐開器 5.扣環組.依各術法及器械而使用不同組合於腹腔鏡手術中,利於微創傷口之應用,可讓器械易於小孔徑之孔道進出腹腔,以利手術之進行,而術後能讓病患傷口快速恢復."	無健保品項	25000	TSZ003566010	1.本產品為單次使用. 2.注意包裝有無毀損及有效日期. 3. 使用前請遵照指示使用. 4.注意相關禁忌症. 5.注意來自各製造商器械之間相容性
162	複埠式導入套管組 LAGI-PORT KIT 5MMX2 12MMX2 AS:LAGIS TRL-0220	LAGI-PORT KIT 5MMX2 12MMX2 AS:LAGIS TRL-0220	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	"此品項是經伽瑪輻射滅菌單次使用產品,主要零件為 1.本體 2.充氣組 3.套筒 4.傷口撐開器 5.扣環組.依各術法及器械而使用不同組合於腹腔鏡手術中,利於微創傷口之應用,可讓器械易於小孔徑之孔道進出腹腔,以利手術之進行,而術後能讓病患傷口快速恢復."	無健保品項	25000	TSZ003566010	1.本產品為單次使用. 2.注意包裝有無毀損及有效日期. 3. 使用前請遵照指示使用. 4.注意相關禁忌症. 5.注意來自各製造商器械之間相容性
163	複埠式導入套管組 LAGI-PORT KIT 5MMX3 12MMX1 AS:LAGIS TRL-0310	LAGI-PORT KIT 5MMX3 12MMX1 AS:LAGIS TRL-0310	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	"此品項是經伽瑪輻射滅菌單次使用產品,主要零件為 1.本體 2.充氣組 3.套筒 4.傷口撐開器 5.扣環組.依各術法及器械而使用不同組合於腹腔鏡手術中,利於微創傷口之應用,可讓器械易於小孔徑之孔道進出腹腔,以利手術之進行,而術後能讓病患傷口快速恢復."	無健保品項	25000	TSZ003566010	1.本產品為單次使用. 2.注意包裝有無毀損及有效日期. 3. 使用前請遵照指示使用. 4.注意相關禁忌症. 5.注意來自各製造商器械之間相容性
164	複埠式導入套管組 LAGI-PORT KIT 5MMX2 12MMX2 AS:LAGIS TRL80-0220	LAGI-PORT KIT 5MMX2 12MMX2 AS:LAGIS TRL80-0220	"用於腹腔鏡手術中,降低傷口數量,可扣環組,讓器械操作範圍更大,有利手術之進行"	無	"此品項是經伽瑪輻射滅菌單次使用產品,主要零件為 1.本體 2.充氣組 3.套筒 4.傷口撐開器 5.扣環組.依各術法及器械而使用不同組合於腹腔鏡手術中,利於微創傷口之應用,可讓器械易於小孔徑之孔道進出腹腔,以利手術之進行,而術後能讓病患傷口快速恢復."	無健保品項	25000	TSZ003566014	1.本產品為單次使用. 2.注意包裝有無毀損及有效日期. 3. 使用前請遵照指示使用. 4.注意相關禁忌症. 5.注意來自各製造商器械之間相容性
165	複埠式導入套管組 LAGI-PORT KIT 5MMX2 12MMX1 AS:LAGIS TRL-0210	LAGI-PORT KIT 5MMX2 12MMX1 AS:LAGIS TRL-0210	"用於腹腔鏡手術中,降低傷口數量,可扣環組,讓器械操作範圍更大,有利手術之進行"	無	"此品項是經伽瑪輻射滅菌單次使用產品,主要零件為 1.本體 2.充氣組 3.套筒 4.傷口撐開器 5.扣環組.依各術法及器械而使用不同組合於腹腔鏡手術中,利於微創傷口之應用,可讓器械易於小孔徑之孔道進出腹腔,以利手術之進行,而術後能讓病患傷口快速恢復."	無健保品項	17000	TSZ003566009	1.本產品為單次使用. 2.注意包裝有無毀損及有效日期. 3. 使用前請遵照指示使用. 4.注意相關禁忌症. 5.注意來自各製造商器械之間相容性
166	沖吸套管組（喇叭式閥門） SUCTION IRRIGATION HANDLE SET（TRUMPET）5MMX360MM AS:LAGIS SI-360CT	SUCTION IRRIGATION HANDLE SET（TRUMPET）5MMX360MM AS:LAGIS SI-360CT	主要用於術中部位之沖洗與抽吸	無	"1.人體工學握把設計. 2.36cm長度設計,適於深部手術. 3.可搭配帶電燒器器件三合一 應用(沖/吸/燒). 4.管口"小洞多孔"設計,不易產生阻塞,讓操作更順暢. 5.管口內外均于以修磨,使其更平滑,可避免刮傷組織"	無健保品項	1900	CDY001592002	1.本產品為單次使用. 2.注意包裝有無毀損及有效日期. 3. 使用前請尊照指示使用. 4.注意相關禁忌症. 5.需配合沖洗空壓機及廢液收集瓶使用
167	複埠式導入套管組 LAGI-PORT KIT 5MMX1 12MMX1 AS:LAGIS TRL-0110	LAGI-PORT KIT 5MMX1 12MMX1 AS:LAGIS TRL-0110	"用於腹腔鏡手術中,降低傷口數量,可扣環組,讓器械操作範圍更大,有利手術之進行"	無	"此品項是經伽瑪輻射滅菌單次使用產品,主要零件為 1.本體 2.充氣組 3.套筒 4.傷口撐開器 5.扣環組.依各術法及器械而使用不同組合於腹腔鏡手術中,利於微創傷口之應用,可讓器械易於小孔徑之孔道進出腹腔,以利手術之進行,而術後能讓病患傷口快速恢復."	無健保品項	12000	TSZ003566008	1.本產品為單次使用. 2.注意包裝有無毀損及有效日期. 3. 使用前請遵照指示使用. 4.注意相關禁忌症. 5.注意來自各製造商器械之間相容性
168	複埠式導入套管組 LAGI-PORT KIT 5MMX1 12MMX1 15MMX1 AS:LAGIS TRL-0111	LAGI-PORT KIT 5MMX1 12MMX1 15MMX1 AS:LAGIS TRL-0111	"用於腹腔鏡手術中,降低傷口數量,可扣環組,讓器械操作範圍更大,有利手術之進行"	無	"此品項是經伽瑪輻射滅菌單次使用產品,主要零件為 1.本體 2.充氣組 3.套筒 4.傷口撐開器 5.扣環組.依各術法及器械而使用不同組合於腹腔鏡手術中,利於微創傷口之應用,可讓器械易於小孔徑之孔道進出腹腔,以利手術之進行,而術後能讓病患傷口快速恢復."	無健保品項	17000	TSZ003566009	1.本產品為單次使用. 2.注意包裝有無毀損及有效日期. 3. 使用前請遵照指示使用. 4.注意相關禁忌症. 5.注意來自各製造商器械之間相容性
169	氣球椎體成形術系統 骨水泥分配器 CEMENT DISPENSER SYSTEM AS:IMEDICOM MEDICOM-CD IBE-15 IBE-B00	CEMENT DISPENSER SYSTEM MEDINAUT-1(ICD SYSTEM)ICD KIT AS:IMEDICOM MEDICOM-CD IBE-15 IBE-B00	比照序號754辦理。105年5月藥物共同擬訂會議結論：本案產品雖具撐開壓迫椎體高度之功能，有短期之止痛效果，但長期臨床療效並未優於現行傳統之骨水泥注入治療，故暫不納入健保給付。	術後的可能副作用包含:過敏或過敏性反應．深層或表層的傷口感染。後退的椎體骨頭碎片可能引起脊髓或神經根的損害而導致神經根的病變、局部麻痺或麻痺。	在椎體內置入可膨脹的球囊．藉由球囊把塌陷處撐開後．灌注骨水泥．來穩定椎體。容易恢復椎體高度及角度．也可以減少骨水泥亂流去傷到神經。	健保特材療效: 傳統治療方式採經皮椎體成形術．能撐出之高度易受限制。愛美迪康療效: 在椎體內置入可膨脹的球囊．藉由球囊把塌陷處撐開後．灌注骨水泥．來穩定椎體。容易恢復椎體高度及角度．也可以減少骨水泥亂流去傷到神經。	68000	FBZ027474001	"1. 術後1-2小時盡量維持脊椎穩定2. 術後需保持傷口清潔與乾燥3. 術後建議搭配背架使用4. 術後避免劇烈運動與不正常的姿勢5. 適當的運動可增加骨密度,改善骨質疏鬆症"

170	思維拉克縫合錨釘 SWIVELOCK 4.75MM PEEK AS:ARTHREX AR-2324PSLM	SWIVELOCK 4.75MM PEEK AS:ARTHREX AR-2324PSLM	本產品是用於將組織固定縫合至骨頭上的固定物，如肩旋轉袖斷裂修復與韌帶重建等	1.植入物感染風險9.對植入物的材料過敏或有其他的反應	1. SwiveLock Suture Anchor具有較高的破壞負載能力，穩定性較高，能減少醫源性損傷的機率。9. SwiveLock Suture Anchor具有穩固與安全的優點之外，還可避免接觸肱二頭肌肌腱上方的軟組織，使其維持良好的血液與神經供應，避免機械性刺激。	無	23200	FBZ023869001	1.植入物不可重複使用9.手術前和手術過程均依循外科技術的知識與正確手術步驟
171	思維拉克縫合錨釘 SWIVELOCK 3.5MM PEEK CLOSED EYELET AS:ARTHREX AR-2325PSLC	SWIVELOCK 3.5MM PEEK CLOSED EYELET AS:ARTHREX AR-2325PSLC	本產品是用於將組織固定縫合至骨頭上的固定物，如肩旋轉袖斷裂修復與韌帶重建等	1.植入物感染風險11.對植入物的材料過敏或有其他的反應	1. SwiveLock Suture Anchor具有較高的破壞負載能力，穩定性較高，能減少醫源性損傷的機率。11. SwiveLock Suture Anchor具有穩固與安全的優點之外，還可避免接觸肱二頭肌肌腱上方的軟組織，使其維持良好的血液與神經供應，避免機械性刺激。	無	23200	FBZ023869001	1.植入物不可重複使用11.手術前和手術過程均依循外科技術的知識與正確手術步驟
172	思維拉克縫合錨釘 SWIVELOCK 4.75MM PEEK CLOSED EYELET AS:ARTHREX AR-2324PSLC	SWIVELOCK 4.75MM PEEK CLOSED EYELET AS:ARTHREX AR-2324PSLC	本產品是用於將組織固定縫合至骨頭上的固定物，如肩旋轉袖斷裂修復與韌帶重建等	1.植入物感染風險8.對植入物的材料過敏或有其他的反應	1. SwiveLock Suture Anchor具有較高的破壞負載能力，穩定性較高，能減少醫源性損傷的機率。8. SwiveLock Suture Anchor具有穩固與安全的優點之外，還可避免接觸肱二頭肌肌腱上方的軟組織，使其維持良好的血液與神經供應，避免機械性刺激。	無	23200	FBZ023869001	1.植入物不可重複使用8.手術前和手術過程均依循外科技術的知識與正確手術步驟
173	思維拉克縫合錨釘 SWIVELOCK 4.75MM BIOCOMPOSITE WITH FIBERTAPE LOOP AS:ARTHREX AR-2324BCCT	SWIVELOCK 4.75MM BIOCOMPOSITE WITH FIBERTAPE LOOP AS:ARTHREX AR-2324BCCT	本產品是用於將組織固定縫合至骨頭上的固定物，如肩旋轉袖斷裂修復與韌帶重建等	1.植入物感染風險10.對植入物的材料過敏或有其他的反應	1. SwiveLock Suture Anchor具有較高的破壞負載能力，穩定性較高，能減少醫源性損傷的機率。10. SwiveLock Suture Anchor具有穩固與安全的優點之外，還可避免接觸肱二頭肌肌腱上方的軟組織，使其維持良好的血液與神經供應，避免機械性刺激。	無	23200	FBZ023869001	1.植入物不可重複使用10.手術前和手術過程均依循外科技術的知識與正確手術步驟
174	思維拉克縫合錨釘 SWIVELOCK 4.75MM BIOCOMPOSITE AS:ARTHREX AR-2324BCM	SWIVELOCK 4.75MM BIOCOMPOSITE AS:ARTHREX AR-2324BCM	本產品是用於將組織固定縫合至骨頭上的固定物，如肩旋轉袖斷裂修復與韌帶重建等	1.植入物感染風險7.對植入物的材料過敏或有其他的反應	1. SwiveLock Suture Anchor具有較高的破壞負載能力，穩定性較高，能減少醫源性損傷的機率。7. SwiveLock Suture Anchor具有穩固與安全的優點之外，還可避免接觸肱二頭肌肌腱上方的軟組織，使其維持良好的血液與神經供應，避免機械性刺激。	無	23200	FBZ023869001	1.植入物不可重複使用7.手術前和手術過程均依循外科技術的知識與正確手術步驟
175	思維拉克縫合錨釘 SWIVELOCK 4.75MM BIOCOMPOSITE CLOSED EYELET AS:ARTHREX AR-2324BCC	SWIVELOCK 4.75MM BIOCOMPOSITE CLOSED EYELET AS:ARTHREX AR-2324BCC	本產品是用於將組織固定縫合至骨頭上的固定物，如肩旋轉袖斷裂修復與韌帶重建等	1.植入物感染風險6.對植入物的材料過敏或有其他的反應	1. SwiveLock Suture Anchor具有較高的破壞負載能力，穩定性較高，能減少醫源性損傷的機率。6. SwiveLock Suture Anchor具有穩固與安全的優點之外，還可避免接觸肱二頭肌肌腱上方的軟組織，使其維持良好的血液與神經供應，避免機械性刺激。	無	23200	FBZ023869001	1.植入物不可重複使用6.手術前和手術過程均依循外科技術的知識與正確手術步驟
176	思維拉克縫合錨釘 SWIVELOCK 5.5MM PEEK CLOSED EYELET AS:ARTHREX AR-2323PSLC	SWIVELOCK 5.5MM PEEK CLOSED EYELET AS:ARTHREX AR-2323PSLC	本產品是用於將組織固定縫合至骨頭上的固定物，如肩旋轉袖斷裂修復與韌帶重建等	1.植入物感染風險4.對植入物的材料過敏或有其他的反應	1. SwiveLock Suture Anchor具有較高的破壞負載能力，穩定性較高，能減少醫源性損傷的機率。4. SwiveLock Suture Anchor具有穩固與安全的優點之外，還可避免接觸肱二頭肌肌腱上方的軟組織，使其維持良好的血液與神經供應，避免機械性刺激。	無	23200	FBZ023869001	1.植入物不可重複使用4.手術前和手術過程均依循外科技術的知識與正確手術步驟
177	思維拉克縫合錨釘 SWIVELOCK 5.5MM PEEK AS:ARTHREX AR-2323PSLM	SWIVELOCK 5.5MM PEEK AS:ARTHREX AR-2323PSLM	本產品是用於將組織固定縫合至骨頭上的固定物，如肩旋轉袖斷裂修復與韌帶重建等	1.植入物感染風險5.對植入物的材料過敏或有其他的反應	1. SwiveLock Suture Anchor具有較高的破壞負載能力，穩定性較高，能減少醫源性損傷的機率。5. SwiveLock Suture Anchor具有穩固與安全的優點之外，還可避免接觸肱二頭肌肌腱上方的軟組織，使其維持良好的血液與神經供應，避免機械性刺激。	無	23200	FBZ023869001	1.植入物不可重複使用5.手術前和手術過程均依循外科技術的知識與正確手術步驟
178	思維拉克縫合錨釘 SWIVELOCK 5.5MM BIOCOMPOSITE AS:ARTHREX AR-2323BCM	SWIVELOCK 5.5MM BIOCOMPOSITE AS:ARTHREX AR-2323BCM	本產品是用於將組織固定縫合至骨頭上的固定物，如肩旋轉袖斷裂修復與韌帶重建等	1.植入物感染風險3.對植入物的材料過敏或有其他的反應	1. SwiveLock Suture Anchor具有較高的破壞負載能力，穩定性較高，能減少醫源性損傷的機率。3. SwiveLock Suture Anchor具有穩固與安全的優點之外，還可避免接觸肱二頭肌肌腱上方的軟組織，使其維持良好的血液與神經供應，避免機械性刺激。	無	23200	FBZ023869001	1.植入物不可重複使用3.手術前和手術過程均依循外科技術的知識與正確手術步驟
179	重建型全人工網狀髖臼內杯 RESTORATION GAP II ACETABULAR SHELL 68MMOD AS：OSTEONICS 2082-0068L	RESTORATION GAP II ACETABULAR SHELL 68MMOD AS：OSTEONICS 2082-0068L	主要的適應症有失敗的髖臼置換重整、惡性腫瘤及CDH的病例。	協 關節置患手術後對生活的影響是很難評估的。植入各種材質的組件是為了恢復關節功能或減輕患者疼痛；然而，由於許多生物學上、力學上、物理化學上的因素影響內植物，植入組件無法承受如健康正常的骨頭一樣的活動負荷。	Restoration GAP II 髖臼杯是設計使用於髖臼嚴重受損，如AAOS第三級合併髖臼窩內的缺陷時，可達成穩定及持久的固定，且同時移除最少的骨頭。	同等規格無健保給付品項	38000	FBHC22082NS2	無
180	思維拉克縫合錨釘 SWIVELOCK 5.5MM BIOCOMPOSITE CLOSED EYELET AS:ARTHREX AR-2323BCC	SWIVELOCK 5.5MM BIOCOMPOSITE CLOSED EYELET AS:ARTHREX AR-2323BCC	本產品是用於將組織固定縫合至骨頭上的固定物，如肩旋轉袖斷裂修復與韌帶重建等	1.植入物感染風險2.對植入物的材料過敏或有其他的反應	1. SwiveLock Suture Anchor具有較高的破壞負載能力，穩定性較高，能減少醫源性損傷的機率。2. SwiveLock Suture Anchor具有穩固與安全的優點之外，還可避免接觸肱二頭肌肌腱上方的軟組織，使其維持良好的血液與神經供應，避免機械性刺激。	無	23200	FBZ023869001	1.植入物不可重複使用2.手術前和手術過程均依循外科技術的知識與正確手術步驟
181	重建型全人工網狀髖臼內杯 RESTORATION GAP II ACETABULAR SHELL 64MMOD AS：OSTEONICS 2082-0064L	RESTORATION GAP II ACETABULAR SHELL 64MMOD AS：OSTEONICS 2082-0064L	主要的適應症有失敗的髖臼置換重整、惡性腫瘤及CDH的病例。	協 關節置患手術後對生活的影響是很難評估的。植入各種材質的組件是為了恢復關節功能或減輕患者疼痛；然而，由於許多生物學上、力學上、物理化學上的因素影響內植物，植入組件無法承受如健康正常的骨頭一樣的活動負荷。	Restoration GAP II 髖臼杯是設計使用於髖臼嚴重受損，如AAOS第三級合併髖臼窩內的缺陷時，可達成穩定及持久的固定，且同時移除最少的骨頭。	同等規格無健保給付品項	38000	FBHC22082NS2	無
182	重建型全人工網狀髖臼內杯 RESTORATION GAP II ACETABULAR SHELL 60MMOD AS：OSTEONICS 2082-0060L	RESTORATION GAP II ACETABULAR SHELL 60MMOD AS：OSTEONICS 2082-0060L	主要的適應症有失敗的髖臼置換重整、惡性腫瘤及CDH的病例。	協 關節置患手術後對生活的影響是很難評估的。植入各種材質的組件是為了恢復關節功能或減輕患者疼痛；然而，由於許多生物學上、力學上、物理化學上的因素影響內植物，植入組件無法承受如健康正常的骨頭一樣的活動負荷。	Restoration GAP II 髖臼杯是設計使用於髖臼嚴重受損，如AAOS第三級合併髖臼窩內的缺陷時，可達成穩定及持久的固定，且同時移除最少的骨頭。	同等規格無健保給付品項	38000	FBHC22082NS2	無
183	重建型全人工網狀髖臼內杯 RESTORATION GAP II ACETABULAR SHELL 56MMOD AS：OSTEONICS 2082-0056L	RESTORATION GAP II ACETABULAR SHELL 56MMOD AS：OSTEONICS 2082-0056L	主要的適應症有失敗的髖臼置換重整、惡性腫瘤及CDH的病例。	協 關節置患手術後對生活的影響是很難評估的。植入各種材質的組件是為了恢復關節功能或減輕患者疼痛；然而，由於許多生物學上、力學上、物理化學上的因素影響內植物，植入組件無法承受如健康正常的骨頭一樣的活動負荷。	Restoration GAP II 髖臼杯是設計使用於髖臼嚴重受損，如AAOS第三級合併髖臼窩內的缺陷時，可達成穩定及持久的固定，且同時移除最少的骨頭。	同等規格無健保給付品項	38000	FBHC22082NS2	無
184	重建型全人工網狀髖臼內杯 RESTORATION GAP II ACETABULAR SHELL 52MMOD AS：OSTEONICS 2082-0052L	RESTORATION GAP II ACETABULAR SHELL 52MMOD AS：OSTEONICS 2082-0052L	主要的適應症有失敗的髖臼置換重整、惡性腫瘤及CDH的病例。	協 關節置患手術後對生活的影響是很難評估的。植入各種材質的組件是為了恢復關節功能或減輕患者疼痛；然而，由於許多生物學上、力學上、物理化學上的因素影響內植物，植入組件無法承受如健康正常的骨頭一樣的活動負荷。	Restoration GAP II 髖臼杯是設計使用於髖臼嚴重受損，如AAOS第三級合併髖臼窩內的缺陷時，可達成穩定及持久的固定，且同時移除最少的骨頭。	同等規格無健保給付品項	38000	FBHC22082NS2	無
185	重建型全人工網狀髖臼內杯 RESTORATION GAP II ACETABULAR SHELL 48MMOD AS：OSTEONICS 2082-0048L	RESTORATION GAP II ACETABULAR SHELL 48MMOD AS：OSTEONICS 2082-0048L	主要的適應症有失敗的髖臼置換重整、惡性腫瘤及CDH的病例。	協 關節置患手術後對生活的影響是很難評估的。植入各種材質的組件是為了恢復關節功能或減輕患者疼痛；然而，由於許多生物學上、力學上、物理化學上的因素影響內植物，植入組件無法承受如健康正常的骨頭一樣的活動負荷。	Restoration GAP II 髖臼杯是設計使用於髖臼嚴重受損，如AAOS第三級合併髖臼窩內的缺陷時，可達成穩定及持久的固定，且同時移除最少的骨頭。	同等規格無健保給付品項	38000	FBHC22082NS2	無

186	重建型全人工網狀髖臼內杯 RESTORATION GAP II ACETABULAR SHELL 68MMOD AS：OSTEONICS 2082-0068R	RESTORATION GAP II ACETABULAR SHELL 68MMOD AS：OSTEONICS 2082-0068R	主要的適應症有失敗的髖臼置換重整．惡性腫瘤及CDH的病例．	協 關節置患手術後對生活的影響是很難評估的．植入各種材質的組件是為了恢復關節功能或減輕患者疼痛；然而，由於許多生物學上、力學上、物理化學上的因素影響內植物．植入組件無法承受如健康正常的骨頭一樣的活動負荷．	Restoration GAP II 髖臼杯是設計使用於髖臼嚴重受損．如AAOS第三級合併髖臼窩內的缺陷時．可達成穩定及持久的固定．且同時移除最少的骨頭．	同等規格無健保給付品項	38000	FBHC22082NS2	無
187	重建型全人工網狀髖臼內杯 RESTORATION GAP II ACETABULAR SHELL 64MMOD AS：OSTEONICS 2082-0064R	RESTORATION GAP II ACETABULAR SHELL 64MMOD AS：OSTEONICS 2082-0064R	主要的適應症有失敗的髖臼置換重整．惡性腫瘤及CDH的病例．	協 關節置患手術後對生活的影響是很難評估的．植入各種材質的組件是為了恢復關節功能或減輕患者疼痛；然而，由於許多生物學上、力學上、物理化學上的因素影響內植物．植入組件無法承受如健康正常的骨頭一樣的活動負荷．	Restoration GAP II 髖臼杯是設計使用於髖臼嚴重受損．如AAOS第三級合併髖臼窩內的缺陷時．可達成穩定及持久的固定．且同時移除最少的骨頭．	同等規格無健保給付品項	38000	FBHC22082NS2	無
188	重建型全人工網狀髖臼內杯 RESTORATION GAP II ACETABULAR SHELL 60MMOD AS：OSTEONICS 2082-0060R	RESTORATION GAP II ACETABULAR SHELL 60MMOD AS：OSTEONICS 2082-0060R	主要的適應症有失敗的髖臼置換重整．惡性腫瘤及CDH的病例．	協 關節置患手術後對生活的影響是很難評估的．植入各種材質的組件是為了恢復關節功能或減輕患者疼痛；然而，由於許多生物學上、力學上、物理化學上的因素影響內植物．植入組件無法承受如健康正常的骨頭一樣的活動負荷．	Restoration GAP II 髖臼杯是設計使用於髖臼嚴重受損．如AAOS第三級合併髖臼窩內的缺陷時．可達成穩定及持久的固定．且同時移除最少的骨頭．	同等規格無健保給付品項	38000	FBHC22082NS2	無
189	重建型全人工網狀髖臼內杯 RESTORATION GAP II ACETABULAR SHELL 56MMOD AS：OSTEONICS 2082-0056R	RESTORATION GAP II ACETABULAR SHELL 56MMOD AS：OSTEONICS 2082-0056R	主要的適應症有失敗的髖臼置換重整．惡性腫瘤及CDH的病例．	協 關節置患手術後對生活的影響是很難評估的．植入各種材質的組件是為了恢復關節功能或減輕患者疼痛；然而，由於許多生物學上、力學上、物理化學上的因素影響內植物．植入組件無法承受如健康正常的骨頭一樣的活動負荷．	Restoration GAP II 髖臼杯是設計使用於髖臼嚴重受損．如AAOS第三級合併髖臼窩內的缺陷時．可達成穩定及持久的固定．且同時移除最少的骨頭．	同等規格無健保給付品項	38000	FBHC22082NS2	無
190	重建型全人工網狀髖臼內杯 RESTORATION GAP II ACETABULAR SHELL 52MMOD AS：OSTEONICS 2082-0052R	RESTORATION GAP II ACETABULAR SHELL 52MMOD AS：OSTEONICS 2082-0052R	主要的適應症有失敗的髖臼置換重整．惡性腫瘤及CDH的病例．	協 關節置患手術後對生活的影響是很難評估的．植入各種材質的組件是為了恢復關節功能或減輕患者疼痛；然而，由於許多生物學上、力學上、物理化學上的因素影響內植物．植入組件無法承受如健康正常的骨頭一樣的活動負荷．	Restoration GAP II 髖臼杯是設計使用於髖臼嚴重受損．如AAOS第三級合併髖臼窩內的缺陷時．可達成穩定及持久的固定．且同時移除最少的骨頭．	同等規格無健保給付品項	38000	FBHC22082NS2	無
191	重建型全人工網狀髖臼內杯 RESTORATION GAP II ACETABULAR SHELL 48MMOD AS：OSTEONICS 2082-0048R	RESTORATION GAP II ACETABULAR SHELL 48MMOD AS：OSTEONICS 2082-0048R	主要的適應症有失敗的髖臼置換重整．惡性腫瘤及CDH的病例．	協 關節置患手術後對生活的影響是很難評估的．植入各種材質的組件是為了恢復關節功能或減輕患者疼痛；然而，由於許多生物學上、力學上、物理化學上的因素影響內植物．植入組件無法承受如健康正常的骨頭一樣的活動負荷．	Restoration GAP II 髖臼杯是設計使用於髖臼嚴重受損．如AAOS第三級合併髖臼窩內的缺陷時．可達成穩定及持久的固定．且同時移除最少的骨頭．	同等規格無健保給付品項	38000	FBHC22082NS2	無
192	霹克扁桃腺電漿刀片 PEAK PLASMA BLADE TONSIL AS:MEDTRONIC PS300-001	PEAK PLASMA BLADE TONSIL AS:MEDTRONIC PS300-001	可適用於耳鼻喉科扁桃腺切除手術．或其他須對軟組織進行切除與止血的手術．	目前臨床及研究數據沒有顯示副作用．	１．低熱傷害．切割模式可維持40~70℃．較傳統電燒的2百-3百多度低溫．大幅降低對組織的熱傷害．保留更完整的正常組織．縮小傷口範圍．	傳統電燒是利用大量熱能將組織斷開．溫度高達2~3百多度．高溫將會破壞周圍組織．可能導致組織壞死且疼痛程度較大．需增加止痛藥量及延長術後恢復時間．此特材是於低溫(平均手術溫度40~70度)下精準切割軟組織、降低組織熱傷害之程度及加速組織癒合．	15000	TKY026604001	1.限單次使用．不可重複或再消毒後使用．2.需受過完整訓練的醫師才可使用．3.此醫材需要使用病人回路貼片．4.勿將本系統用於身體附屬肢體器官．例如手指外科或割包皮．
193	霹克長型電漿刀片 PEAK PLASMA BLADE PLUS AS:MEDTRONIC PS210-030P	PEAK PLASMA BLADE PLUS AS:MEDTRONIC PS210-030P	可適用於乳房外科`切除手術．或其他須對軟組織進行切除與止血的手術．	目前臨床及研究數據沒有顯示副作用．	可適用於乳房外科`切除手術．或其他須對軟組織進行切除與止血的手術．	無	15000	TKY026604002	1.限單次使用．不可重複或再消毒後使用．2.需受過完整訓練的醫師才可使用．3.此醫材需要使用病人回路貼片．4.勿將本系統用於身體附屬肢體器官．例如手指外科或割包皮．
194	霹克針型電漿刀片 PEAK PLASMA BLADE NEEDLE AS：MEDTRONIC PS200-001	PEAK PLASMA BLADE NEEDLE AS：MEDTRONIC PS200-001	可適用於耳鼻喉科頭頸部手術．或其他須對軟組織進行切除與止血的手術．	目前臨床及研究數據沒有顯示副作用．	可適用於耳鼻喉科頭頸部手術．或其他須對軟組織進行切除與止血的手術．	傳統電燒是利用大量熱能將組織斷開．溫度高達2~3百多度．高溫將會破壞周圍組織．可能導致組織壞死且疼痛程度較大．需增加止痛藥量及延長術後恢復時間．此特材是於低溫(平均手術溫度40~70度)下精準切割軟組織、降低組織熱傷害之程度及加速組織癒合．	15000	TKY026604001	1.限單次使用．不可重複或再消毒後使用．2.需受過完整訓練的醫師才可使用．3.此醫材需要使用病人回路貼片．4.勿將本系統用於身體附屬肢體器官．例如手指外科或割包皮．
195	鼻竇螺旋刀片 RAD 120° CURVED BLADE 3.5MM AS:MEDTRONIC 18-83517	RAD 120° CURVED BLADE 3.5MM AS:MEDTRONIC 18-83517	本產品適用於1.慢性鼻竇炎 2.鼻竇炎之併發症 3.鼻息肉 4.鼻腔或鼻竇腫瘤 5.鼻竇異物 6.鼻竇其他病變．	無	用圓錐-單次使用角度之拋棄式非旋轉式式切削管刀	與傳統器械相較．其優點可快速精準移除病灶．保留健康組織．降低手術出血；使用過程中視野清晰．可避免損傷重要器官．且縮短40%的手術時間．快速完成手術．	8500	FEY004229001	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師．此產品為單次使用拋棄式切削管刀．
196	鼻竇動力高速鑽石磨刀 TAPERED DIAMOND BUR,HIGHT-SPEED 3.6RR AS:MEDTRONIC 1883672HS	TAPERED DIAMOND BUR,HIGHT-SPEED 3.6RR AS:MEDTRONIC 1883672HS	本產品適用於1.慢性鼻竇炎 2.鼻竇炎之併發症 3.鼻息肉 4.鼻腔或鼻竇腫瘤 5.鼻竇異物 6.鼻竇其他病變．	無	用圓錐-單次使用角度之拋棄式非旋轉式式切削管刀	與傳統器械相較．其優點可快速精準移除病灶．保留健康組織．降低手術出血；使用過程中視野清晰．可避免損傷重要器官．且縮短40%的手術時間．快速完成手術．	10400	FEY004229002	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師．此產品為單次使用拋棄式切削管刀．
197	下鼻甲動力旋轉刀片 2.0MM INFERIOR TURBINATE BLADE WITH IRRIGATIONTUBE 2.0MM 11CM AS：MEDTRONIC 1882040	INFERIOR TURBINATE BLADE WITH IRRIGATIONTUBE 2.0MM 11CM AS：MEDTRONIC 1882040	本產品適用於1.慢性鼻竇炎 2.鼻竇炎之併發症 3.鼻息肉 4.鼻腔或鼻竇腫瘤 5.鼻竇異物 6.鼻竇其他病變7.下鼻甲肥大．	無	用圓錐-單次使用角度之拋棄式非旋轉式式切削管刀	與傳統器械相較．其優點可快速精準移除病灶．保留健康組織．降低手術出血；使用過程中視野清晰．可避免損傷重要器官．且縮短40%的手術時間．快速完成手術．	7000	FEY004229001	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師．此產品為單次使用拋棄式切削管刀．
198	斜鋸齒刀柄 2．9MM	XPS TRICUT BLADE 2.9MM AS:XOMED 18-82904	本產品適用於1.慢性鼻竇炎 2.鼻竇炎之併發症 3.鼻息肉 4.鼻腔或鼻竇腫瘤 5.鼻竇異物 6.鼻竇其他病變．	無	用圓錐-單次使用角度之拋棄式非旋轉式式切削管刀	與傳統器械相較．其優點可快速精準移除病灶．保留健康組織．降低手術出血；使用過程中視野清晰．可避免損傷重要器官．且縮短48%的手術時間．快速完成手術．	5500	FEY004229001	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師．此產品為單次使用拋棄式切削管刀．
199	斜鋸齒刀柄 XPS TRICUT BLADE 3.5MM AS:XOMED 18-83504	XPS TRICUT BLADE 3.5MM AS:XOMED 18-83504	本產品適用於1.慢性鼻竇炎 2.鼻竇炎之併發症 3.鼻息肉 4.鼻腔或鼻竇腫瘤 5.鼻竇異物 6.鼻竇其他病變．	無	用圓錐-單次使用角度之拋棄式非旋轉式式切削管刀	與傳統器械相較．其優點可快速精準移除病灶．保留健康組織．降低手術出血；使用過程中視野清晰．可避免損傷重要器官．且縮短40%的手術時間．快速完成手術．	5500	FEY004229001	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師．此產品為單次使用拋棄式切削管刀．
200	鼻竇動力360度旋轉式90度鋸齒刀片 RAD 90 BLADE 4MM ROTATABLE 360度 AS:MEDTRONIC 1883519HR	RAD 90 BLADE 4MM ROTATABLE 360度 AS:MEDTRONIC 1883519HR	本產品適用於1.慢性鼻竇炎 2.鼻竇炎之併發症 3.鼻息肉 4.鼻腔或鼻竇腫瘤 5.鼻竇異物 6.鼻竇其他病變．	無	用圓錐-單次使用角度之拋棄式非旋轉式式切削管刀	與傳統器械相較．其優點可快速精準移除病灶．保留健康組織．降低手術出血；使用過程中視野清晰．可避免損傷重要器官．且縮短40%的手術時間．快速完成手術．	8500	FEY004229002	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師．此產品為單次使用拋棄式切削管刀．
201	克滲凝外科手術封合劑 COSEAL SURGICAL SEALANT 2ML AS:BAXTER 934073	COSEAL SURGICAL SEALANT 2ML AS:BAXTER 934073	使用克滲凝外科手術封合劑可輔助延動、靜脈重建手術縫合線之封合．可減少術中及術後輸血的需求．減少術後引流量．並且減少病患的住院天數	在多中心臨床研究中沒有其他與本產品有關的不良反應事件被通報．	1.一種全合成的手術密合劑及黏著屏障．不包含人類血液來源的添加物．2.能快速封合人工血管吻合口．3.文獻上顯示能預防術後組織的沾黏發生．4.產品會在30天內被完全吸收．並維持彈性．不會限制正常的生理擴張．	止血棉：止血時間長易影響手術品質．且移除後有再出血的疑慮．Coseal產品能快速封合人工血管吻合口．(止血棉目前無健保給付皆為自費)	20000	TTZ025954001	無
202	鼻竇動力高速切割磨刀 RAD FRONTAL FINESSE BUR,HIGHT-SPEED 3N AS:MEDTRONIC 1883070HS	RAD FRONTAL FINESSE BUR,HIGHT-SPEED 3N AS:MEDTRONIC 1883070HS	本產品適用於1.慢性鼻竇炎 2.鼻竇炎之併發症 3.鼻息肉 4.鼻腔或鼻竇腫瘤 5.鼻竇異物 6.鼻竇其他病變．	無	用圓錐-單次使用角度之拋棄式非旋轉式式切削管刀	與傳統器械相較．其優點可快速精準移除病灶．保留健康組織．降低手術出血；使用過程中視野清晰．可避免損傷重要器官．且縮短44%的手術時間．快速完成手術．	8500	FEY004229002	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師．此產品為單次使用拋棄式切削管刀．
203	斯安釘可吸收帶固定裝置 SECURESTRAPM ABSORBABLE STRAP FIXATION DEVICE AS:ETHICON STRAP12	SECURESTRAP ABSORBABLE STRAP FIXATION DEVICE AS:ETHICON STRAP12	1. 產品特色一： 具有可吸收固定帶並減少病患異物感2. 產品特色二： 相較於同類品項．本產品具有佳之穿透能力 相較於同類品項．本產具有佳之穿透能力 (Penetration)及固定作用(Fixation) 3. 產品特色三：具有縮短手術時間及 具有縮短手術時間及可減少病患疼痛感之優勢	併發症可能與內部固定方式有關．不良反應會伴隨縫線發生．包括：傷口裂開、臟汁或尿液引起的結石、傷口感染、輕微的組織急性炎症反應及短暫局部刺激．	用於各種微創手術或開放性手術中將假體材料固定至軟組織(如:疝氣手術)	1. 具有可吸收固定帶並減少病患異物感2. 相較於同類品項．本產品具有佳之穿透能力 相較於同類品項．本產具有佳之穿透能力 (Penetration)及固定作用(Fixation) 3. 具有縮短手術時間及 具有縮短手術時間及可減少病患疼痛感之優勢	12500	SAZ024765001	無

204	悠補骨補骨材料 OPTECURE ALLOGRAFT DEMINERALIZED BONE MATRIX 2CC AS:EXACTECH 650-00-02	OPTECURE ALLOGRAFT DEMINERALIZED BONE MATRIX 2CC AS:EXACTECH 650-00-02	適用於骨骼替代品(四肢、脊椎與骨盆)與不影響骨結構穩定性的骨骼系統之骨裂縫或缺口的骨填充物。	未有任何嚴重副作用，極少數患者可能會有患處紅腫，或其他一般手術會碰到的副作用。	"本特材成份為醫療級硫酸鈣及經美國組織銀行確認具有骨誘導作用的人體去礦物質化骨基質(DBM)，DBM中富含多種骨成長蛋白及骨誘導生長因子，例如:BMP-2, BMP-4,IGF-1,TGF-B1等，以黃金比例組合而成，具有良好骨質誘導效果，可促進骨骼修復生長。"	傳統健保人工代用骨為顆粒型態不含DBM，僅具骨傳導作用填補於缺損處，本特材添加骨成長蛋白及骨誘導生長因子，同時兼具骨傳導及誘導作用，誘導骨生長修復。	50000	FBZ027409002	使用本產品時請依照所提供之操作及使用資訊使用。本產品為無菌包裝，不可重新滅菌，開封後不可重覆使用。
205	帕瑪土膽道支架 UNMOUNTED PALMAZ XL TRANSHEPATIC BILIARYSTENT D:4.6MM L:30MM AS:CORDIS P3110	UNMOUNTED PALMAZ XL TRANSHEPATIC BILIARY STENT D:4.6MM L:30MM AS:CORDIS P3110	用於緩解膽道的惡性腫瘤症狀	對不銹鋼材質醫材過敏、感染、支架位/栓塞、支架血栓、血管併發症等等	此裝置適用於血管直徑14~25mm，適用範圍廣，並且scarfolding強使病兆處不易再狹窄	無	38000	CDZ022759001	本個僅供受過經皮管腔血管成形術、經肝支架置入介入性技術訓練的醫師來執行，避免因重疊或接觸異種金屬引起腐蝕之危險可能性，請勿植入不同金屬，但與 316L不銹鋼材質的支架可以相容鎳鈦合金材質支架除外。
206	帕瑪土膽道支架 UNMOUNTED PALMAZ XL TRANSHEPATIC BILIARYSTENT D:4.6MM L:40MM AS:CORDIS P4010	UNMOUNTED PALMAZ XL TRANSHEPATIC BILIARY STENT D:4.6MM L:40MM AS:CORDIS P4010	用於緩解膽道的惡性腫瘤症狀	對不銹鋼材質醫材過敏、感染、支架位/栓塞、支架血栓、血管併發症等等	此裝置適用於血管直徑14~25mm，適用範圍廣，並且scarfolding強使病兆處不易再狹窄	無	38000	CDZ022759001	本個僅供受過經皮管腔血管成形術、經肝支架置入介入性技術訓練的醫師來執行，避免因重疊或接觸異種金屬引起腐蝕之危險可能性，請勿植入不同金屬，但與 316L不銹鋼材質的支架可以相容鎳鈦合金材質支架除外。
207	悠補骨補骨材料 OPTECURE ALLOGRAFT DEMINERALIZED BONE MATRIX 1CC AS:EXACTECH 650-00-01	OPTECURE ALLOGRAFT DEMINERALIZED BONE MATRIX 1CC AS:EXACTECH 650-00-01	適用於骨骼替代品(四肢、脊椎與骨盆)與不影響骨結構穩定性的骨骼系統之骨裂縫或缺口的骨填充物。	未有任何嚴重副作用，極少數患者可能會有患處紅腫，或其他一般手術會碰到的副作用。	"本特材成份為醫療級硫酸鈣及經美國組織銀行確認具有骨誘導作用的人體去礦物質化骨基質(DBM)，DBM中富含多種骨成長蛋白及骨誘導生長因子，例如:BMP-2, BMP-4,IGF-1,TGF-B1等，以黃金比例組合而成，具有良好骨質誘導效果，可促進骨骼修復生長。"	傳統健保人工代用骨為顆粒型態不含DBM，僅具骨傳導作用填補於缺損處，本特材添加骨成長蛋白及骨誘導生長因子，同時兼具骨傳導及誘導作用，誘導骨生長修復。	26000	FBZ027409001	使用本產品時請依照所提供之操作及使用資訊使用。本產品為無菌包裝，不可重新滅菌，開封後不可重覆使用。
208	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 3.5MMX150MMX90CM AS:BOSTON H74939220351590	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 3.5MMX150MMX90CM AS:BOSTON H74939220351590	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger與Ranger SL氣球導管採用同軸設計，外腔用於氣球擴張，導線腔允許使用0.014 in或0.018 in (0.36 mm或0.107 mm)的導線以便於推進導管。氣球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段，導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自行差額類別品項。(規格包含D:4~8MM L:30~211MM)	45000	CBZ026708002	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:111的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
209	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 3.5MMX150MMX150CM AS:BOSTON H74939220351510	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 3.5MMX150MMX150CM AS:BOSTON H74939220351510	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger與Ranger SL氣球導管採用同軸設計，外腔用於氣球擴張，導線腔允許使用0.014 in或0.018 in (0.36 mm或0.125 mm)的導線以便於推進導管。氣球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段，導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自行差額類別品項。(規格包含D:4~8MM L:30~229MM)	45000	CBZ026708002	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:129的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
210	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 3.5MMX120MMX150CM AS:BOSTON H74939220351210	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 3.5MMX120MMX150CM AS:BOSTON H74939220351210	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger與Ranger SL氣球導管採用同軸設計，外腔用於氣球擴張，導線腔允許使用0.014 in或0.018 in (0.36 mm或0.124 mm)的導線以便於推進導管。氣球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段，導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自行差額類別品項。(規格包含D:4~8MM L:30~228MM)	45000	CBZ026708002	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:128的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
211	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 3.5MMX100MMX150CM AS:BOSTON H74939220351010	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 3.5MMX100MMX150CM AS:BOSTON H74939220351010	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger與Ranger SL氣球導管採用同軸設計，外腔用於氣球擴張，導線腔允許使用0.014 in或0.018 in (0.36 mm或0.123 mm)的導線以便於推進導管。氣球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段，導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自行差額類別品項。(規格包含D:4~8MM L:30~227MM)	45000	CBZ026708002	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:127的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
212	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 3.5MMX120MMX90CM AS:BOSTON H74939220351290	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 3.5MMX120MMX90CM AS:BOSTON H74939220351290	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger與Ranger SL氣球導管採用同軸設計，外腔用於氣球擴張，導線腔允許使用0.014 in或0.018 in (0.36 mm或0.106 mm)的導線以便於推進導管。氣球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段，導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自行差額類別品項。(規格包含D:4~8MM L:30~210MM)	45000	CBZ026708002	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:110的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
213	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 3.5MMX100MMX90CM AS:BOSTON H74939220351090	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 3.5MMX100MMX90CM AS:BOSTON H74939220351090	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger與Ranger SL氣球導管採用同軸設計，外腔用於氣球擴張，導線腔允許使用0.014 in或0.018 in (0.36 mm或0.105 mm)的導線以便於推進導管。氣球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段，導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自行差額類別品項。(規格包含D:4~8MM L:30~209MM)	45000	CBZ026708002	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:109的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
214	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 3.5MMX80MMX90CM AS:BOSTON H74939220350890	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 3.5MMX80MMX90CM AS:BOSTON H74939220350890	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger與Ranger SL氣球導管採用同軸設計，外腔用於氣球擴張，導線腔允許使用0.014 in或0.018 in (0.36 mm或0.104 mm)的導線以便於推進導管。氣球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段，導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自行差額類別品項。(規格包含D:4~8MM L:30~208MM)	45000	CBZ026708002	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:108的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
215	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 3.5MMX80MMX150CM AS:BOSTON H74939220350810	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 3.5MMX80MMX150CM AS:BOSTON H74939220350810	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger與Ranger SL氣球導管採用同軸設計，外腔用於氣球擴張，導線腔允許使用0.014 in或0.018 in (0.36 mm或0.122 mm)的導線以便於推進導管。氣球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段，導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自行差額類別品項。(規格包含D:4~8MM L:30~226MM)	45000	CBZ026708002	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:126的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。

216	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 3.0MMX150MMX150CM AS:BOSTON H74939220301510	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 3.0MMX150MMX150CM AS:BOSTON H74939220301510	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger與Ranger SL氣球導管採用同軸設計。外腔用於氣球擴張，導線腔允許使用0.014 in或0.018 in (0.36 mm或0.121 mm)的導線以便於推進導管。氣球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段，導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。(規格包含D:4~8MM L:30~225MM)	45000	CBZ026708002	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:125的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
217	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 3.0MMX120MMX150CM AS:BOSTON H74939220301210	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 3.0MMX120MMX150CM AS:BOSTON H74939220301210	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger與Ranger SL氣球導管採用同軸設計。外腔用於氣球擴張，導線腔允許使用0.014 in或0.018 in (0.36 mm或0.120 mm)的導線以便於推進導管。氣球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段，導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。(規格包含D:4~8MM L:30~224MM)	45000	CBZ026708002	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:124的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
218	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 3.0MMX150MMX90CM AS:BOSTON H74939220301590	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 3.0MMX150MMX90CM AS:BOSTON H74939220301590	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger與Ranger SL氣球導管採用同軸設計。外腔用於氣球擴張，導線腔允許使用0.014 in或0.018 in (0.36 mm或0.103 mm)的導線以便於推進導管。氣球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段，導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。(規格包含D:4~8MM L:30~207MM)	45000	CBZ026708002	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:107的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
219	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 3.0MMX120MMX90CM AS:BOSTON H74939220301290	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 3.0MMX120MMX90CM AS:BOSTON H74939220301290	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger與Ranger SL氣球導管採用同軸設計。外腔用於氣球擴張，導線腔允許使用0.014 in或0.018 in (0.36 mm或0.102 mm)的導線以便於推進導管。氣球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段，導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。(規格包含D:4~8MM L:30~206MM)	45000	CBZ026708002	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:106的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
220	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 3.0MMX100MMX90CM AS:BOSTON H74939220301090	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 3.0MMX100MMX90CM AS:BOSTON H74939220301090	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger與Ranger SL氣球導管採用同軸設計。外腔用於氣球擴張，導線腔允許使用0.014 in或0.018 in (0.36 mm或0.101 mm)的導線以便於推進導管。氣球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段，導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。(規格包含D:4~8MM L:30~205MM)	45000	CBZ026708002	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:105的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
221	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 3.0MMX100MMX150CM AS:BOSTON H74939220301010	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 3.0MMX100MMX150CM AS:BOSTON H74939220301010	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger與Ranger SL氣球導管採用同軸設計。外腔用於氣球擴張，導線腔允許使用0.014 in或0.018 in (0.36 mm或0.119 mm)的導線以便於推進導管。氣球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段，導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。(規格包含D:4~8MM L:30~223MM)	45000	CBZ026708002	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:123的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
222	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 3.0MMX80MMX150CM AS:BOSTON H74939220300810	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 3.0MMX80MMX150CM AS:BOSTON H74939220300810	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger與Ranger SL氣球導管採用同軸設計。外腔用於氣球擴張，導線腔允許使用0.014 in或0.018 in (0.36 mm或0.118 mm)的導線以便於推進導管。氣球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段，導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。(規格包含D:4~8MM L:30~222MM)	45000	CBZ026708002	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:122的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
223	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 2.5MMX150MMX150CM AS:BOSTON H74939220251510	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 2.5MMX150MMX150CM AS:BOSTON H74939220251510	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger與Ranger SL氣球導管採用同軸設計。外腔用於氣球擴張，導線腔允許使用0.014 in或0.018 in (0.36 mm或0.117 mm)的導線以便於推進導管。氣球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段，導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。(規格包含D:4~8MM L:30~221MM)	45000	CBZ026708002	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:121的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
224	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 3.0MMX80MMX90CM AS:BOSTON H74939220300890	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 3.0MMX80MMX90CM AS:BOSTON H74939220300890	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger與Ranger SL氣球導管採用同軸設計。外腔用於氣球擴張，導線腔允許使用0.014 in或0.018 in (0.36 mm或0.100 mm)的導線以便於推進導管。氣球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段，導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。(規格包含D:4~8MM L:30~204MM)	45000	CBZ026708002	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:104的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
225	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 2.5MMX150MMX90CM AS:BOSTON H74939220251590	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 2.5MMX150MMX90CM AS:BOSTON H74939220251590	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger與Ranger SL氣球導管採用同軸設計。外腔用於氣球擴張，導線腔允許使用0.014 in或0.018 in (0.36 mm或0.99 mm)的導線以便於推進導管。氣球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段，導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。(規格包含D:4~8MM L:30~203MM)	45000	CBZ026708002	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:103的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
226	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 2.5MMX120MMX90CM AS:BOSTON H74939220251290	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 2.5MMX120MMX90CM AS:BOSTON H74939220251290	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger與Ranger SL氣球導管採用同軸設計。外腔用於氣球擴張，導線腔允許使用0.014 in或0.018 in (0.36 mm或0.98 mm)的導線以便於推進導管。氣球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段，導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。(規格包含D:4~8MM L:30~202MM)	45000	CBZ026708002	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:102的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。

227	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 2.5MMX120MMX150CM AS:BOSTON H74939220251210	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 2.5MMX120MMX150CM AS:BOSTON H74939220251210	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger與Ranger SL氣球導管採用同軸設計。外腔用於氣球擴張，導線腔允許使用0.014 in或0.018 in (0.36 mm或0.116 mm)的導線以便於推進導管。氣球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段，導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。(規格包含D:4~8MM L:30~220MM)	45000	CBZ026708002	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:120的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
228	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 2.5MMX100MMX150CM AS:BOSTON H74939220251010	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 2.5MMX100MMX150CM AS:BOSTON H74939220251010	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger與Ranger SL氣球導管採用同軸設計。外腔用於氣球擴張，導線腔允許使用0.014 in或0.018 in (0.36 mm或0.115 mm)的導線以便於推進導管。氣球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段，導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。(規格包含D:4~8MM L:30~219MM)	45000	CBZ026708002	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:119的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
229	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 2.5MMX80MMX150CM AS:BOSTON H74939220250810	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 2.5MMX80MMX150CM AS:BOSTON H74939220250810	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger與Ranger SL氣球導管採用同軸設計。外腔用於氣球擴張，導線腔允許使用0.014 in或0.018 in (0.36 mm或0.114 mm)的導線以便於推進導管。氣球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段，導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。(規格包含D:4~8MM L:30~218MM)	45000	CBZ026708002	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:118的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
230	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 2.5MMX100MMX90CM AS:BOSTON H74939220251090	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 2.5MMX100MMX90CM AS:BOSTON H74939220251090	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger與Ranger SL氣球導管採用同軸設計。外腔用於氣球擴張，導線腔允許使用0.014 in或0.018 in (0.36 mm或0.97 mm)的導線以便於推進導管。氣球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段，導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。(規格包含D:4~8MM L:30~201MM)	45000	CBZ026708002	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:101的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
231	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 2.5MMX80MMX90CM AS:BOSTON H74939220250890	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 2.5MMX80MMX90CM AS:BOSTON H74939220250890	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger與Ranger SL氣球導管採用同軸設計。外腔用於氣球擴張，導線腔允許使用0.014 in或0.018 in (0.36 mm或0.96 mm)的導線以便於推進導管。氣球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段，導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。(規格包含D:4~8MM L:30~200MM)	45000	CBZ026708002	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:100的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
232	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 2.0MMX150MMX90CM AS:BOSTON H74939220201590	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 2.0MMX150MMX90CM AS:BOSTON H74939220201590	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger與Ranger SL氣球導管採用同軸設計。外腔用於氣球擴張，導線腔允許使用0.014 in或0.018 in (0.36 mm或0.95 mm)的導線以便於推進導管。氣球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段，導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。(規格包含D:4~8MM L:30~199MM)	45000	CBZ026708002	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:99的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
233	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 2.0MMX150MMX150CM AS:BOSTON H74939220201510	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 2.0MMX150MMX150CM AS:BOSTON H74939220201510	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger與Ranger SL氣球導管採用同軸設計。外腔用於氣球擴張，導線腔允許使用0.014 in或0.018 in (0.36 mm或0.113 mm)的導線以便於推進導管。氣球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段，導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。(規格包含D:4~8MM L:30~217MM)	45000	CBZ026708002	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:117的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
234	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 2.0MMX120MMX150CM AS:BOSTON H74939220201210	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 2.0MMX120MMX150CM AS:BOSTON H74939220201210	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger與Ranger SL氣球導管採用同軸設計。外腔用於氣球擴張，導線腔允許使用0.014 in或0.018 in (0.36 mm或0.112 mm)的導線以便於推進導管。氣球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段，導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。(規格包含D:4~8MM L:30~216MM)	45000	CBZ026708002	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:116的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
235	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 2.0MMX100MMX150CM AS:BOSTON H74939220201010	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 2.0MMX100MMX150CM AS:BOSTON H74939220201010	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger與Ranger SL氣球導管採用同軸設計。外腔用於氣球擴張，導線腔允許使用0.014 in或0.018 in (0.36 mm或0.111 mm)的導線以便於推進導管。氣球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段，導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。(規格包含D:4~8MM L:30~215MM)	45000	CBZ026708002	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:115的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
236	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 2.0MMX120MMX90CM AS:BOSTON H74939220201290	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 2.0MMX120MMX90CM AS:BOSTON H74939220201290	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger與Ranger SL氣球導管採用同軸設計。外腔用於氣球擴張，導線腔允許使用0.014 in或0.018 in (0.36 mm或0.94 mm)的導線以便於推進導管。氣球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段，導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。(規格包含D:4~8MM L:30~198MM)	45000	CBZ026708002	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:98的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
237	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 2.0MMX100MMX90CM AS:BOSTON H74939220201090	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 2.0MMX100MMX90CM AS:BOSTON H74939220201090	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger與Ranger SL氣球導管採用同軸設計。外腔用於氣球擴張，導線腔允許使用0.014 in或0.018 in (0.36 mm或0.93 mm)的導線以便於推進導管。氣球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段，導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。(規格包含D:4~8MM L:30~197MM)	45000	CBZ026708002	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:97的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。

238	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 2.0MMX80MMX90CM AS:BOSTON H74939220200890	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 2.0MMX80MMX90CM AS:BOSTON H74939220200890	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括腎動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger與Ranger SL氣球導管採用同軸設計。外腔用於氣球擴張，導線腔允許使用0.014 in或0.018 in (0.36 mm或0.92 mm)的導線以便於推進導管。氣球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段。導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~196MM)	45000	CBZ026708002	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:96的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
239	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 2.0MMX80MMX150CM AS:BOSTON H74939220200810	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 2.0MMX80MMX150CM AS:BOSTON H74939220200810	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括腎動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger與Ranger SL氣球導管採用同軸設計。外腔用於氣球擴張，導線腔允許使用0.014 in或0.018 in (0.36 mm或0.110 mm)的導線以便於推進導管。氣球的設計可於建議的壓力下提供已知直徑和長度的可擴張節段。導管末端呈錐形，便於將導管推進並通過狹窄部位。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~214MM)	45000	CBZ026708002	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:114的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
240	中段胥外側橈骨骨板 DOR MIDS RADIUS PLATE 12H AS：ACUMED 70-0077	DOR MIDS RADIUS PLATE 12H AS：ACUMED 70-0077	因每個人骨骼生長的大小及形狀皆不同，使用解剖型式之值入物可以更加伏貼並且更適合每個病患的骨頭。由於目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	無	鈦合金解剖型式設計，擁有多種尺寸形狀可選擇，可以選擇最適合病患骨骼形狀的骨板	材質上為鈦合金，擁有更高的生物相容性，可不須二次手術怡除，並且相較健保品更加輕薄，可以降低病人術後的不適及併發症，另設計上為解剖型式設計，更符合人體的骨骼形狀	49800	FBZ019750001	若懷疑病人有明顯或是潛在的發炎現象、骨質疏鬆、骨頭或軟組織的不足或質地不佳，對植入物有過敏現象，需再植入術之前就先做測試
241	中段胥外側橈骨骨板 DOR MIDS RADIUS PLATE 8H AS：ACUMED 70-0075	DOR MIDS RADIUS PLATE 8H AS：ACUMED 70-0075	因每個人骨骼生長的大小及形狀皆不同，使用解剖型式之值入物可以更加伏貼並且更適合每個病患的骨頭。由於目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	無	鈦合金解剖型式設計，擁有多種尺寸形狀可選擇，可以選擇最適合病患骨骼形狀的骨板	材質上為鈦合金，擁有更高的生物相容性，可不須二次手術怡除，並且相較健保品更加輕薄，可以降低病人術後的不適及併發症，另設計上為解剖型式設計，更符合人體的骨骼形狀	49800	FBZ019750001	若懷疑病人有明顯或是潛在的發炎現象、骨質疏鬆、骨頭或軟組織的不足或質地不佳，對植入物有過敏現象，需再植入術之前就先做測試
242	中段胥外側橈骨骨板 DOR MIDS RADIUS PLATE 10H AS：ACUMED 70-0076	DOR MIDS RADIUS PLATE 10H AS：ACUMED 70-0076	因每個人骨骼生長的大小及形狀皆不同，使用解剖型式之值入物可以更加伏貼並且更適合每個病患的骨頭。由於目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	無	鈦合金解剖型式設計，擁有多種尺寸形狀可選擇，可以選擇最適合病患骨骼形狀的骨板	材質上為鈦合金，擁有更高的生物相容性，可不須二次手術怡除，並且相較健保品更加輕薄，可以降低病人術後的不適及併發症，另設計上為解剖型式設計，更符合人體的骨骼形狀	49800	FBZ019750001	若懷疑病人有明顯或是潛在的發炎現象、骨質疏鬆、骨頭或軟組織的不足或質地不佳，對植入物有過敏現象，需再植入術之前就先做測試
243	中段胥外側橈骨骨板 DOR MIDS RADIUS PLATE 6H AS：ACUMED 70-0074	DOR MIDS RADIUS PLATE 6H AS：ACUMED 70-0074	因每個人骨骼生長的大小及形狀皆不同，使用解剖型式之值入物可以更加伏貼並且更適合每個病患的骨頭。由於目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	無	鈦合金解剖型式設計，擁有多種尺寸形狀可選擇，可以選擇最適合病患骨骼形狀的骨板	材質上為鈦合金，擁有更高的生物相容性，可不須二次手術怡除，並且相較健保品更加輕薄，可以降低病人術後的不適及併發症，另設計上為解剖型式設計，更符合人體的骨骼形狀	49800	FBZ019750001	若懷疑病人有明顯或是潛在的發炎現象、骨質疏鬆、骨頭或軟組織的不足或質地不佳，對植入物有過敏現象，需再植入術之前就先做測試
244	中段尺骨骨板 MIDSHAFT ULNA PLATE 10H AS：ACUMED 70-0072	MIDSHAFT ULNA PLATE 10H AS：ACUMED 70-0072	因每個人骨骼生長的大小及形狀皆不同，使用解剖型式之值入物可以更加伏貼並且更適合每個病患的骨頭。由於目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	無	鈦合金解剖型式設計，擁有多種尺寸形狀可選擇，可以選擇最適合病患骨骼形狀的骨板	材質上為鈦合金，擁有更高的生物相容性，可不須二次手術怡除，並且相較健保品更加輕薄，可以降低病人術後的不適及併發症，另設計上為解剖型式設計，更符合人體的骨骼形狀	49800	FBZ019750001	若懷疑病人有明顯或是潛在的發炎現象、骨質疏鬆、骨頭或軟組織的不足或質地不佳，對植入物有過敏現象，需再植入術之前就先做測試
245	中段尺骨骨板 MIDSHAFT ULNA PLATE 12H AS：ACUMED 70-0073	MIDSHAFT ULNA PLATE 12H AS：ACUMED 70-0073	因每個人骨骼生長的大小及形狀皆不同，使用解剖型式之值入物可以更加伏貼並且更適合每個病患的骨頭。由於目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	無	鈦合金解剖型式設計，擁有多種尺寸形狀可選擇，可以選擇最適合病患骨骼形狀的骨板	材質上為鈦合金，擁有更高的生物相容性，可不須二次手術怡除，並且相較健保品更加輕薄，可以降低病人術後的不適及併發症，另設計上為解剖型式設計，更符合人體的骨骼形狀	49800	FBZ019750001	若懷疑病人有明顯或是潛在的發炎現象、骨質疏鬆、骨頭或軟組織的不足或質地不佳，對植入物有過敏現象，需再植入術之前就先做測試
246	中段尺骨骨板 MIDSHAFT ULNA PLATE 8H AS：ACUMED 70-0071	MIDSHAFT ULNA PLATE 8H AS：ACUMED 70-0071	因每個人骨骼生長的大小及形狀皆不同，使用解剖型式之值入物可以更加伏貼並且更適合每個病患的骨頭。由於目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	無	鈦合金解剖型式設計，擁有多種尺寸形狀可選擇，可以選擇最適合病患骨骼形狀的骨板	材質上為鈦合金，擁有更高的生物相容性，可不須二次手術怡除，並且相較健保品更加輕薄，可以降低病人術後的不適及併發症，另設計上為解剖型式設計，更符合人體的骨骼形狀	49800	FBZ019750001	若懷疑病人有明顯或是潛在的發炎現象、骨質疏鬆、骨頭或軟組織的不足或質地不佳，對植入物有過敏現象，需再植入術之前就先做測試
247	中段掌側橈骨骨板 VOLAR MIDSHAFT RADIUS PLATE 12H AS：ACUMED 70-0069	VOLAR MIDSHAFT RADIUS PLATE 12H AS：ACUMED 70-0069	比照序號623-1辦理。由於目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	無	"""艾克曼解剖鎖定型骨折固定系統""可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。超薄型骨板可減少病人軟組織的干擾及異物感。"	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差，易鬆脫。不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出	49800	FBZ019750001	若懷疑病人有明顯或是潛在的發炎現象、骨質疏鬆、骨頭或軟組織的不足或質地不佳，對植入物有過敏現象，需再植入術之前就先做測試
248	中段尺骨骨板 MIDSHAFT ULNA PLATE 6H AS：ACUMED 70-0070	MIDSHAFT ULNA PLATE 6H AS：ACUMED 70-0070	比照序號623-1辦理。由於目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	無	"""艾克曼解剖鎖定型骨折固定系統""可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。超薄型骨板可減少病人軟組織的干擾及異物感。"	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差，易鬆脫。不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出	49800	FBZ019750001	若懷疑病人有明顯或是潛在的發炎現象、骨質疏鬆、骨頭或軟組織的不足或質地不佳，對植入物有過敏現象，需再植入術之前就先做測試
249	中段掌側橈骨骨板 VOLAR MIDSHAFT RADIUS PLATE 10H AS：ACUMED 70-0068	VOLAR MIDSHAFT RADIUS PLATE 10H AS：ACUMED 70-0068	比照序號623-1辦理。由於目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	無	"""艾克曼解剖鎖定型骨折固定系統""可對骨折提供多種不同曲度及長度的骨板選擇。此骨板使用鈦材質的預塑形式骨板，生物相容性高，骨板強度高於一般重建骨板多3.5倍。不同曲度可依病人不同，選擇最貼、最符合骨形的骨板固定。超薄型骨板可減少病人軟組織的干擾及異物感。"	健保材料為不銹鋼材質，固定方式只以鋼釘與骨磨擦力為主，固定力較差，易鬆脫。不適合長期留在病人體內。健保無此解剖形骨板，醫師須在手術期間塑形骨板形狀，不易貼附易造成不舒服感及軟組織干擾，須二次手術取出	49800	FBZ019750001	若懷疑病人有明顯或是潛在的發炎現象、骨質疏鬆、骨頭或軟組織的不足或質地不佳，對植入物有過敏現象，需再植入術之前就先做測試
250	中段掌側橈骨骨板 VOLAR MIDSHAFT RADIUS PLATE 6H AS：ACUMED 70-0066	VOLAR MIDSHAFT RADIUS PLATE 6H AS：ACUMED 70-0066	因每個人骨骼生長的大小及形狀皆不同，使用解剖型式之值入物可以更加伏貼並且更適合每個病患的骨頭。由於目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	無	鈦合金解剖型式設計，擁有多種尺寸形狀可選擇，可以選擇最適合病患骨骼形狀的骨板	材質上為鈦合金，擁有更高的生物相容性，可不須二次手術怡除，並且相較健保品更加輕薄，可以降低病人術後的不適及併發症，另設計上為解剖型式設計，更符合人體的骨骼形狀	49800	FBZ019750001	若懷疑病人有明顯或是潛在的發炎現象、骨質疏鬆、骨頭或軟組織的不足或質地不佳，對植入物有過敏現象，需再植入術之前就先做測試
251	中段掌側橈骨骨板 VOLAR MIDSHAFT RADIUS PLATE 8H AS：ACUMED 70-0067	VOLAR MIDSHAFT RADIUS PLATE 8H AS：ACUMED 70-0067	因每個人骨骼生長的大小及形狀皆不同，使用解剖型式之值入物可以更加伏貼並且更適合每個病患的骨頭。由於目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	無	鈦合金解剖型式設計，擁有多種尺寸形狀可選擇，可以選擇最適合病患骨骼形狀的骨板	材質上為鈦合金，擁有更高的生物相容性，可不須二次手術怡除，並且相較健保品更加輕薄，可以降低病人術後的不適及併發症，另設計上為解剖型式設計，更符合人體的骨骼形狀	49800	FBZ019750001	若懷疑病人有明顯或是潛在的發炎現象、骨質疏鬆、骨頭或軟組織的不足或質地不佳，對植入物有過敏現象，需再植入術之前就先做測試
252	彎月式椎間填充塊 VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 13X30MM AS:PAONAN 2601-1013	VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 13X30MM AS:PAONAN 2601-1013	1.採用彎弧設計。2.較貼近人體椎體之形狀。29.其支持固定效果比傳統填充塊佳。	1.假關節。2.植入物下沉、位移或植入物失效。3.原發性及(或)續發性的感染。30.對植入物之材質過敏。	搭配彎月式椎間填充塊特定微創工具，有利於植入手術之取用並提高植入位置之精準度，能有效提高植入手術之成功率。	"""實績""彎月式椎間填充塊採用彎弧設計，較貼近人體椎體之形狀，相較於目前已納入健保給付之椎間填充塊，有較大之表面積，其支持固定效果比傳統填充塊佳。"	64500	FBZ004090001	禁忌症:1.骨折或腫瘤。2.骨質疏鬆、鈣的新陳代謝失調。3.懷孕。30.感染、被確定對植入物或材料(質)過敏。

253	彎月式椎間填充塊 VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 14X30MM AS:PAONAN 2601-1014	VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 14X30MM AS:PAONAN 2601-1014	1.採用彎弧設計・2.較貼近人體椎體之形狀・30.其支持固定效果比傳統填充塊・	1.假關節・2.植入物下沉、位移或植入物失效・3.原發性及(或)續發性的感染・31.對植入物之材質過敏・	搭配彎月式椎間填充塊特定微創工具・有利於植入手術之取用並提高植入位置之精準度・能有效提高植入手術之成功率・	"""賣稿""彎月式椎間填充塊採用彎弧設計・較貼近人體椎體之形狀・相較於目前已納入健保給付之椎間填充塊・有較大之表面積・其支持固定效果比傳統填充塊・"	64500	FBZ004090001	禁忌症:1.骨折或腫瘤・2.骨質疏鬆、鈣的新陳代謝失調・3.懷孕・31.感染、被確定對植入物或材料(質)過敏・
254	彎月式椎間填充塊 VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 12X30MM AS:PAONAN 2601-1012	VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 12X30MM AS:PAONAN 2601-1012	1.採用彎弧設計・2.較貼近人體椎體之形狀・28.其支持固定效果比傳統填充塊・	1.假關節・2.植入物下沉、位移或植入物失效・3.原發性及(或)續發性的感染・29.對植入物之材質過敏・	搭配彎月式椎間填充塊特定微創工具・有利於植入手術之取用並提高植入位置之精準度・能有效提高植入手術之成功率・	"""賣稿""彎月式椎間填充塊採用彎弧設計・較貼近人體椎體之形狀・相較於目前已納入健保給付之椎間填充塊・有較大之表面積・其支持固定效果比傳統填充塊・"	64500	FBZ004090001	禁忌症:1.骨折或腫瘤・2.骨質疏鬆、鈣的新陳代謝失調・3.懷孕・29.感染、被確定對植入物或材料(質)過敏・
255	彎月式椎間填充塊 VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 9X30MM AS:PAONAN 2601-1009	VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 9X30MM AS:PAONAN 2601-1009	1.採用彎弧設計・2.較貼近人體椎體之形狀・25.其支持固定效果比傳統填充塊・	1.假關節・2.植入物下沉、位移或植入物失效・3.原發性及(或)續發性的感染・26.對植入物之材質過敏・	搭配彎月式椎間填充塊特定微創工具・有利於植入手術之取用並提高植入位置之精準度・能有效提高植入手術之成功率・	"""賣稿""彎月式椎間填充塊採用彎弧設計・較貼近人體椎體之形狀・相較於目前已納入健保給付之椎間填充塊・有較大之表面積・其支持固定效果比傳統填充塊・"	64500	FBZ004090001	禁忌症:1.骨折或腫瘤・2.骨質疏鬆、鈣的新陳代謝失調・3.懷孕・26.感染、被確定對植入物或材料(質)過敏・
256	彎月式椎間填充塊 VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 10X30MM AS:PAONAN 2601-1010	VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 10X30MM AS:PAONAN 2601-1010	1.採用彎弧設計・2.較貼近人體椎體之形狀・26.其支持固定效果比傳統填充塊・	1.假關節・2.植入物下沉、位移或植入物失效・3.原發性及(或)續發性的感染・27.對植入物之材質過敏・	搭配彎月式椎間填充塊特定微創工具・有利於植入手術之取用並提高植入位置之精準度・能有效提高植入手術之成功率・	"""賣稿""彎月式椎間填充塊採用彎弧設計・較貼近人體椎體之形狀・相較於目前已納入健保給付之椎間填充塊・有較大之表面積・其支持固定效果比傳統填充塊・"	64500	FBZ004090001	禁忌症:1.骨折或腫瘤・2.骨質疏鬆、鈣的新陳代謝失調・3.懷孕・27.感染、被確定對植入物或材料(質)過敏・
257	彎月式椎間填充塊 VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 11X30MM AS:PAONAN 2601-1011	VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 11X30MM AS:PAONAN 2601-1011	1.採用彎弧設計・2.較貼近人體椎體之形狀・27.其支持固定效果比傳統填充塊・	1.假關節・2.植入物下沉、位移或植入物失效・3.原發性及(或)續發性的感染・28.對植入物之材質過敏・	搭配彎月式椎間填充塊特定微創工具・有利於植入手術之取用並提高植入位置之精準度・能有效提高植入手術之成功率・	"""賣稿""彎月式椎間填充塊採用彎弧設計・較貼近人體椎體之形狀・相較於目前已納入健保給付之椎間填充塊・有較大之表面積・其支持固定效果比傳統填充塊・"	64500	FBZ004090001	禁忌症:1.骨折或腫瘤・2.骨質疏鬆、鈣的新陳代謝失調・3.懷孕・28.感染、被確定對植入物或材料(質)過敏・
258	彎月式椎間填充塊 VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 8X30MM AS:PAONAN 2601-1008	VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 8X30MM AS:PAONAN 2601-1008	1.採用彎弧設計・2.較貼近人體椎體之形狀・24.其支持固定效果比傳統填充塊・	1.假關節・2.植入物下沉、位移或植入物失效・3.原發性及(或)續發性的感染・25.對植入物之材質過敏・	搭配彎月式椎間填充塊特定微創工具・有利於植入手術之取用並提高植入位置之精準度・能有效提高植入手術之成功率・	"""賣稿""彎月式椎間填充塊採用彎弧設計・較貼近人體椎體之形狀・相較於目前已納入健保給付之椎間填充塊・有較大之表面積・其支持固定效果比傳統填充塊・"	64500	FBZ004090001	禁忌症:1.骨折或腫瘤・2.骨質疏鬆、鈣的新陳代謝失調・3.懷孕・25.感染、被確定對植入物或材料(質)過敏・
259	彎月式椎間填充塊 VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 12X28MM AS:PAONAN 2601-0012	VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 12X28MM AS:PAONAN 2601-0012	1.採用彎弧設計・2.較貼近人體椎體之形狀・21.其支持固定效果比傳統填充塊・	1.假關節・2.植入物下沉、位移或植入物失效・3.原發性及(或)續發性的感染・22.對植入物之材質過敏・	搭配彎月式椎間填充塊特定微創工具・有利於植入手術之取用並提高植入位置之精準度・能有效提高植入手術之成功率・	"""賣稿""彎月式椎間填充塊採用彎弧設計・較貼近人體椎體之形狀・相較於目前已納入健保給付之椎間填充塊・有較大之表面積・其支持固定效果比傳統填充塊・"	64500	FBZ004090001	禁忌症:1.骨折或腫瘤・2.骨質疏鬆、鈣的新陳代謝失調・3.懷孕・22.感染、被確定對植入物或材料(質)過敏・
260	彎月式椎間填充塊 VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 13X28MM AS:PAONAN 2601-0013	VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 13X28MM AS:PAONAN 2601-0013	1.採用彎弧設計・2.較貼近人體椎體之形狀・22.其支持固定效果比傳統填充塊・	1.假關節・2.植入物下沉、位移或植入物失效・3.原發性及(或)續發性的感染・23.對植入物之材質過敏・	搭配彎月式椎間填充塊特定微創工具・有利於植入手術之取用並提高植入位置之精準度・能有效提高植入手術之成功率・	"""賣稿""彎月式椎間填充塊採用彎弧設計・較貼近人體椎體之形狀・相較於目前已納入健保給付之椎間填充塊・有較大之表面積・其支持固定效果比傳統填充塊・"	64500	FBZ004090001	禁忌症:1.骨折或腫瘤・2.骨質疏鬆、鈣的新陳代謝失調・3.懷孕・23.感染、被確定對植入物或材料(質)過敏・
261	彎月式椎間填充塊 VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 14X28MM AS:PAONAN 2601-0014	VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 14X28MM AS:PAONAN 2601-0014	1.採用彎弧設計・2.較貼近人體椎體之形狀・23.其支持固定效果比傳統填充塊・	1.假關節・2.植入物下沉、位移或植入物失效・3.原發性及(或)續發性的感染・24.對植入物之材質過敏・	搭配彎月式椎間填充塊特定微創工具・有利於植入手術之取用並提高植入位置之精準度・能有效提高植入手術之成功率・	"""賣稿""彎月式椎間填充塊採用彎弧設計・較貼近人體椎體之形狀・相較於目前已納入健保給付之椎間填充塊・有較大之表面積・其支持固定效果比傳統填充塊・"	64500	FBZ004090001	禁忌症:1.骨折或腫瘤・2.骨質疏鬆、鈣的新陳代謝失調・3.懷孕・24.感染、被確定對植入物或材料(質)過敏・
262	彎月式椎間填充塊 VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 11X28MM AS:PAONAN 2601-0011	VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 11X28MM AS:PAONAN 2601-0011	1.採用彎弧設計・2.較貼近人體椎體之形狀・20.其支持固定效果比傳統填充塊・	1.假關節・2.植入物下沉、位移或植入物失效・3.原發性及(或)續發性的感染・21.對植入物之材質過敏・	搭配彎月式椎間填充塊特定微創工具・有利於植入手術之取用並提高植入位置之精準度・能有效提高植入手術之成功率・	"""賣稿""彎月式椎間填充塊採用彎弧設計・較貼近人體椎體之形狀・相較於目前已納入健保給付之椎間填充塊・有較大之表面積・其支持固定效果比傳統填充塊・"	64500	FBZ004090001	禁忌症:1.骨折或腫瘤・2.骨質疏鬆、鈣的新陳代謝失調・3.懷孕・21.感染、被確定對植入物或材料(質)過敏・
263	彎月式椎間填充塊 VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 8X28MM AS:PAONAN 2601-0008	VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 8X28MM AS:PAONAN 2601-0008	1.採用彎弧設計・2.較貼近人體椎體之形狀・17.其支持固定效果比傳統填充塊・	1.假關節・2.植入物下沉、位移或植入物失效・3.原發性及(或)續發性的感染・18.對植入物之材質過敏・	搭配彎月式椎間填充塊特定微創工具・有利於植入手術之取用並提高植入位置之精準度・能有效提高植入手術之成功率・	"""賣稿""彎月式椎間填充塊採用彎弧設計・較貼近人體椎體之形狀・相較於目前已納入健保給付之椎間填充塊・有較大之表面積・其支持固定效果比傳統填充塊・"	64500	FBZ004090001	禁忌症:1.骨折或腫瘤・2.骨質疏鬆、鈣的新陳代謝失調・3.懷孕・18.感染、被確定對植入物或材料(質)過敏・
264	彎月式椎間填充塊 VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 9X28MM AS:PAONAN 2601-0009	VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 9X28MM AS:PAONAN 2601-0009	1.採用彎弧設計・2.較貼近人體椎體之形狀・18.其支持固定效果比傳統填充塊・	1.假關節・2.植入物下沉、位移或植入物失效・3.原發性及(或)續發性的感染・19.對植入物之材質過敏・	搭配彎月式椎間填充塊特定微創工具・有利於植入手術之取用並提高植入位置之精準度・能有效提高植入手術之成功率・	"""賣稿""彎月式椎間填充塊採用彎弧設計・較貼近人體椎體之形狀・相較於目前已納入健保給付之椎間填充塊・有較大之表面積・其支持固定效果比傳統填充塊・"	64500	FBZ004090001	禁忌症:1.骨折或腫瘤・2.骨質疏鬆、鈣的新陳代謝失調・3.懷孕・19.感染、被確定對植入物或材料(質)過敏・
265	彎月式椎間填充塊 VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 10X28MM AS:PAONAN 2601-0010	VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 10X28MM AS:PAONAN 2601-0010	1.採用彎弧設計・2.較貼近人體椎體之形狀・19.其支持固定效果比傳統填充塊・	1.假關節・2.植入物下沉、位移或植入物失效・3.原發性及(或)續發性的感染・20.對植入物之材質過敏・	搭配彎月式椎間填充塊特定微創工具・有利於植入手術之取用並提高植入位置之精準度・能有效提高植入手術之成功率・	"""賣稿""彎月式椎間填充塊採用彎弧設計・較貼近人體椎體之形狀・相較於目前已納入健保給付之椎間填充塊・有較大之表面積・其支持固定效果比傳統填充塊・"	64500	FBZ004090001	禁忌症:1.骨折或腫瘤・2.骨質疏鬆、鈣的新陳代謝失調・3.懷孕・20.感染、被確定對植入物或材料(質)過敏・
266	彎月式椎間填充塊 VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 14X33MM AS:PAONAN 2600-1428	VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 14X33MM AS:PAONAN 2600-1428	1.採用彎弧設計・2.較貼近人體椎體之形狀・16.其支持固定效果比傳統填充塊・	1.假關節・2.植入物下沉、位移或植入物失效・3.原發性及(或)續發性的感染・17.對植入物之材質過敏・	搭配彎月式椎間填充塊特定微創工具・有利於植入手術之取用並提高植入位置之精準度・能有效提高植入手術之成功率・	"""賣稿""彎月式椎間填充塊採用彎弧設計・較貼近人體椎體之形狀・相較於目前已納入健保給付之椎間填充塊・有較大之表面積・其支持固定效果比傳統填充塊・"	77000	FBZ004090001	禁忌症:1.骨折或腫瘤・2.骨質疏鬆、鈣的新陳代謝失調・3.懷孕・17.感染、被確定對植入物或材料(質)過敏・
267	彎月式椎間填充塊 VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 11X33MM AS:PAONAN 2600-1128	VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 11X33MM AS:PAONAN 2600-1128	1.採用彎弧設計・2.較貼近人體椎體之形狀・13.其支持固定效果比傳統填充塊・	1.假關節・2.植入物下沉、位移或植入物失效・3.原發性及(或)續發性的感染・14.對植入物之材質過敏・	搭配彎月式椎間填充塊特定微創工具・有利於植入手術之取用並提高植入位置之精準度・能有效提高植入手術之成功率・	"""賣稿""彎月式椎間填充塊採用彎弧設計・較貼近人體椎體之形狀・相較於目前已納入健保給付之椎間填充塊・有較大之表面積・其支持固定效果比傳統填充塊・"	77000	FBZ004090001	禁忌症:1.骨折或腫瘤・2.骨質疏鬆、鈣的新陳代謝失調・3.懷孕・14.感染、被確定對植入物或材料(質)過敏・
268	彎月式椎間填充塊 VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 12X33MM AS:PAONAN 2600-1228	VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 12X33MM AS:PAONAN 2600-1228	1.採用彎弧設計・2.較貼近人體椎體之形狀・14.其支持固定效果比傳統填充塊・	1.假關節・2.植入物下沉、位移或植入物失效・3.原發性及(或)續發性的感染・15.對植入物之材質過敏・	搭配彎月式椎間填充塊特定微創工具・有利於植入手術之取用並提高植入位置之精準度・能有效提高植入手術之成功率・	"""賣稿""彎月式椎間填充塊採用彎弧設計・較貼近人體椎體之形狀・相較於目前已納入健保給付之椎間填充塊・有較大之表面積・其支持固定效果比傳統填充塊・"	77000	FBZ004090001	禁忌症:1.骨折或腫瘤・2.骨質疏鬆、鈣的新陳代謝失調・3.懷孕・15.感染、被確定對植入物或材料(質)過敏・
269	彎月式椎間填充塊 VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 13X33MM AS:PAONAN 2600-1328	VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 13X33MM AS:PAONAN 2600-1328	1.採用彎弧設計・2.較貼近人體椎體之形狀・15.其支持固定效果比傳統填充塊・	1.假關節・2.植入物下沉、位移或植入物失效・3.原發性及(或)續發性的感染・16.對植入物之材質過敏・	搭配彎月式椎間填充塊特定微創工具・有利於植入手術之取用並提高植入位置之精準度・能有效提高植入手術之成功率・	"""賣稿""彎月式椎間填充塊採用彎弧設計・較貼近人體椎體之形狀・相較於目前已納入健保給付之椎間填充塊・有較大之表面積・其支持固定效果比傳統填充塊・"	77000	FBZ004090001	禁忌症:1.骨折或腫瘤・2.骨質疏鬆、鈣的新陳代謝失調・3.懷孕・16.感染、被確定對植入物或材料(質)過敏・
270	彎月式椎間填充塊 VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 10X33MM AS:PAONAN 2600-1028	VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 10X33MM AS:PAONAN 2600-1028	1.採用彎弧設計・2.較貼近人體椎體之形狀・12.其支持固定效果比傳統填充塊・	1.假關節・2.植入物下沉、位移或植入物失效・3.原發性及(或)續發性的感染・13.對植入物之材質過敏・	搭配彎月式椎間填充塊特定微創工具・有利於植入手術之取用並提高植入位置之精準度・能有效提高植入手術之成功率・	"""賣稿""彎月式椎間填充塊採用彎弧設計・較貼近人體椎體之形狀・相較於目前已納入健保給付之椎間填充塊・有較大之表面積・其支持固定效果比傳統填充塊・"	77000	FBZ004090001	禁忌症:1.骨折或腫瘤・2.骨質疏鬆、鈣的新陳代謝失調・3.懷孕・13.感染、被確定對植入物或材料(質)過敏・
271	彎月式椎間填充塊 VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 14X30MM AS:PAONAN 2600-0013	VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 14X30MM AS:PAONAN 2600-0013	1.採用彎弧設計・2.較貼近人體椎體之形狀・9.其支持固定效果比傳統填充塊・	1.假關節・2.植入物下沉、位移或植入物失效・3.原發性及(或)續發性的感染・10.對植入物之材質過敏・	搭配彎月式椎間填充塊特定微創工具・有利於植入手術之取用並提高植入位置之精準度・能有效提高植入手術之成功率・	"""賣稿""彎月式椎間填充塊採用彎弧設計・較貼近人體椎體之形狀・相較於目前已納入健保給付之椎間填充塊・有較大之表面積・其支持固定效果比傳統填充塊・"	77000	FBZ004090001	禁忌症:1.骨折或腫瘤・2.骨質疏鬆、鈣的新陳代謝失調・3.懷孕・10.感染、被確定對植入物或材料(質)過敏・
272	彎月式椎間填充塊 VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 8.5X33MM AS:PAONAN 2600-0828	VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 8.5X33MM AS:PAONAN 2600-0828	1.採用彎弧設計・2.較貼近人體椎體之形狀・10.其支持固定效果比傳統填充塊・	1.假關節・2.植入物下沉、位移或植入物失效・3.原發性及(或)續發性的感染・11.對植入物之材質過敏・	搭配彎月式椎間填充塊特定微創工具・有利於植入手術之取用並提高植入位置之精準度・能有效提高植入手術之成功率・	"""賣稿""彎月式椎間填充塊採用彎弧設計・較貼近人體椎體之形狀・相較於目前已納入健保給付之椎間填充塊・有較大之表面積・其支持固定效果比傳統填充塊・"	77000	FBZ004090001	禁忌症:1.骨折或腫瘤・2.骨質疏鬆、鈣的新陳代謝失調・3.懷孕・11.感染、被確定對植入物或材料(質)過敏・
273	彎月式椎間填充塊 VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 9.5X33MM AS:PAONAN 2600-0928	VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 9.5X33MM AS:PAONAN 2600-0928	1.採用彎弧設計・2.較貼近人體椎體之形狀・11.其支持固定效果比傳統填充塊・	1.假關節・2.植入物下沉、位移或植入物失效・3.原發性及(或)續發性的感染・12.對植入物之材質過敏・	搭配彎月式椎間填充塊特定微創工具・有利於植入手術之取用並提高植入位置之精準度・能有效提高植入手術之成功率・	"""賣稿""彎月式椎間填充塊採用彎弧設計・較貼近人體椎體之形狀・相較於目前已納入健保給付之椎間填充塊・有較大之表面積・其支持固定效果比傳統填充塊・"	77000	FBZ004090001	禁忌症:1.骨折或腫瘤・2.骨質疏鬆、鈣的新陳代謝失調・3.懷孕・12.感染、被確定對植入物或材料(質)過敏・
274	彎月式椎間填充塊 VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 13X30MM AS:PAONAN 2600-0012	VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 13X30MM AS:PAONAN 2600-0012	1.採用彎弧設計・2.較貼近人體椎體之形狀・8.其支持固定效果比傳統填充塊・	1.假關節・2.植入物下沉、位移或植入物失效・3.原發性及(或)續發性的感染・9.對植入物之材質過敏・	搭配彎月式椎間填充塊特定微創工具・有利於植入手術之取用並提高植入位置之精準度・能有效提高植入手術之成功率・	"""賣稿""彎月式椎間填充塊採用彎弧設計・較貼近人體椎體之形狀・相較於目前已納入健保給付之椎間填充塊・有較大之表面積・其支持固定效果比傳統填充塊・"	77000	FBZ004090001	禁忌症:1.骨折或腫瘤・2.骨質疏鬆、鈣的新陳代謝失調・3.懷孕・9.感染、被確定對植入物或材料(質)過敏・
275	彎月式椎間填充塊 VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 10X30MM AS:PAONAN 2600-0009	VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 10X30MM AS:PAONAN 2600-0009	1.採用彎弧設計・2.較貼近人體椎體之形狀・5.其支持固定效果比傳統填充塊・	1.假關節・2.植入物下沉、位移或植入物失效・3.原發性及(或)續發性的感染・6.對植入物之材質過敏・	搭配彎月式椎間填充塊特定微創工具・有利於植入手術之取用並提高植入位置之精準度・能有效提高植入手術之成功率・	"""賣稿""彎月式椎間填充塊採用彎弧設計・較貼近人體椎體之形狀・相較於目前已納入健保給付之椎間填充塊・有較大之表面積・其支持固定效果比傳統填充塊・"	77000	FBZ004090001	禁忌症:1.骨折或腫瘤・2.骨質疏鬆、鈣的新陳代謝失調・3.懷孕・6.感染、被確定對植入物或材料(質)過敏・
276	彎月式椎間填充塊 VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 11X30MM AS:PAONAN 2600-0010	VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 11X30MM AS:PAONAN 2600-0010	1.採用彎弧設計・2.較貼近人體椎體之形狀・6.其支持固定效果比傳統填充塊・	1.假關節・2.植入物下沉、位移或植入物失效・3.原發性及(或)續發性的感染・7.對植入物之材質過敏・	搭配彎月式椎間填充塊特定微創工具・有利於植入手術之取用並提高植入位置之精準度・能有效提高植入手術之成功率・	"""賣稿""彎月式椎間填充塊採用彎弧設計・較貼近人體椎體之形狀・相較於目前已納入健保給付之椎間填充塊・有較大之表面積・其支持固定效果比傳統填充塊・"	77000	FBZ004090001	禁忌症:1.骨折或腫瘤・2.骨質疏鬆、鈣的新陳代謝失調・3.懷孕・7.感染、被確定對植入物或材料(質)過敏・

277	彎月式椎間填充塊 VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 12X30MM AS:PAONAN 2600-0011	VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 12X30MM AS:PAONAN 2600-0011	1.採用彎弧設計。2.較貼近人體椎體之形狀。7.其支持固定效果比傳統填充塊佳。	1.假關節。2.植入物下沉、位移或植入物失效。3.原發性及(或)續發性的感染。8.對植入物之材質過敏。	搭配彎月式椎間填充塊特定微創工具，有利於植入手術之取用並提高植入位置之精準度，能有效提高植入手術之成功率。	"""寶橋""彎月式椎間填充塊採用彎弧設計，較貼近人體椎體之形狀，相較於目前已納入健保給付之椎間填充塊，有較大之表面積，其支持固定效果比傳統填充塊佳。"	77000	FBZ004090001	禁忌症:1.骨折或腫瘤。2.骨質疏鬆、鈣的新陳代謝失調。3.懷孕。8.感染、被確定對植入物或材料(質)過敏。
278	彎月式椎間填充塊 VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 9.5X30MM AS:PAONAN 2600-0008	VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 9.5X30MM AS:PAONAN 2600-0008	1.採用彎弧設計。2.較貼近人體椎體之形狀。4.其支持固定效果比傳統填充塊佳。	1.假關節。2.植入物下沉、位移或植入物失效。3.原發性及(或)續發性的感染。5.對植入物之材質過敏。	搭配彎月式椎間填充塊特定微創工具，有利於植入手術之取用並提高植入位置之精準度，能有效提高植入手術之成功率。	"""寶橋""彎月式椎間填充塊採用彎弧設計，較貼近人體椎體之形狀，相較於目前已納入健保給付之椎間填充塊，有較大之表面積，其支持固定效果比傳統填充塊佳。"	77000	FBZ004090001	禁忌症:1.骨折或腫瘤。2.骨質疏鬆、鈣的新陳代謝失調。3.懷孕。5.感染、被確定對植入物或材料(質)過敏。
279	普弗隆液	PERFLUORON 5ML VIAL ONLYAS:ALCON	"是一種眼內部手術過程之輔助物,它可以使在因患有初期或復發性視網膜剝離,或因眼球穿刺外傷,嚴重視網膜的撕裂傷或增殖性玻璃體網膜病變需進行玻璃體視網膜手術之患者"	"在臨床實驗中可以發現這些不良反應與使用普弗隆有關:手術中視網膜下普弗隆的移動8.1%,手術後殘留6.3%"	"由於普弗隆比重大,所以在視網膜手術中可被視為機械性工具,對已剝離的視網膜提供流體動力學,比重大的特性可以讓普弗隆填充於視網膜,使視網膜變平坦並將後視網膜異體交換出來,"	無	13100	FAV02PERFRA1	請遵照普弗隆使用說明
280	彎月式椎間填充塊 VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 8.5X30MM AS:PAONAN 2600-0007	VI-TYPE INTERVERTEBRAL SPACER 8.5X30MM AS:PAONAN 2600-0007	1.採用彎弧設計。2.較貼近人體椎體之形狀。3.其支持固定效果比傳統填充塊佳。	1.假關節。2.植入物下沉、位移或植入物失效。3.原發性及(或)續發性的感染。4.對植入物之材質過敏。	搭配彎月式椎間填充塊特定微創工具，有利於植入手術之取用並提高植入位置之精準度，能有效提高植入手術之成功率。	"""寶橋""彎月式椎間填充塊採用彎弧設計，較貼近人體椎體之形狀，相較於目前已納入健保給付之椎間填充塊，有較大之表面積，其支持固定效果比傳統填充塊佳。"	77000	FBZ004090001	禁忌症:1.骨折或腫瘤。2.骨質疏鬆、鈣的新陳代謝失調。3.懷孕。4.感染、被確定對植入物或材料(質)過敏。
281	內視鏡鼻淚管減壓手術鑽頭 EAR NOSE AND THROAT BUR 4MM CURVED DCR BUR HIGH-SPEED AS:MEDTRONIC 1884068HS	EAR NOSE AND THROAT BUR 4MM CURVED DCR BUR HIGH-SPEED AS:MEDTRONIC 1884068HS	本產品適用於1.鼻淚囊減壓手術2.慢性鼻竇炎 3.鼻竇炎之併發症 4.鼻息肉 5.鼻腔或鼻竇腫瘤 6.鼻竇異物 7.鼻竇其他病變。	無	利用切割型鑽頭可進行微創手術，精準磨組織，移除病灶，縮短手術時間、流血量少、微創故復原快，且降低復發機率。	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短37%的手術時間，快速完成手術。	14500	FEY004229002	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師。此產品為單次使用拋棄式鼻科鑽頭。
282	內視鏡鼻淚管減壓手術鑽頭 EAR NOSE AND THROAT BUR 4.5MM ROUND BUR HIGH-SPEED AS:MEDTRONIC 1884560HS	EAR NOSE AND THROAT BUR 4.5MM ROUND BUR HIGH-SPEED AS:MEDTRONIC 1884560HS	本產品適用於1.鼻淚囊減壓手術2.慢性鼻竇炎 3.鼻竇炎之併發症 4.鼻息肉 5.鼻腔或鼻竇腫瘤 6.鼻竇異物 7.鼻竇其他病變。	無	利用切割型鑽頭可進行微創手術，精準磨組織，移除病灶，縮短手術時間、流血量少、微創故復原快，且降低復發機率。	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短50%的手術時間，快速完成手術。	14500	FEY004229002	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師。此產品為單次使用拋棄式鼻科鑽頭。
283	內視鏡鼻淚管減壓手術鑽頭 EAR NOSE AND THROAT BUR 4.5MM AGGRESSIVE ROUTER BUR HIGH-SPEED AS:MEDTRONIC 1884562HS	EAR NOSE AND THROAT BUR 4.5MM AGGRESSIVE ROUTER BUR HIGH-SPEED AS:MEDTRONIC 1884562HS	本產品適用於1.鼻淚囊減壓手術2.慢性鼻竇炎 3.鼻竇炎之併發症 4.鼻息肉 5.鼻腔或鼻竇腫瘤 6.鼻竇異物 7.鼻竇其他病變。	無	利用切割型鑽頭可進行微創手術，精準磨組織，移除病灶，縮短手術時間、流血量少、微創故復原快，且降低復發機率。	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短52%的手術時間，快速完成手術。	14500	FEY004229002	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師。此產品為單次使用拋棄式鼻科鑽頭。
284	內視鏡鼻淚管減壓手術鑽頭 EAR NOSE AND THROAT BUR 5MM CURVED ROUND DIAMOND BUR HIGH-SPEED AS:MEDTRONIC 1885061HS	EAR NOSE AND THROAT BUR 5MM CURVED ROUND DIAMOND BUR HIGH-SPEED AS:MEDTRONIC 1885061HS	本產品適用於1.鼻淚囊減壓手術2.慢性鼻竇炎 3.鼻竇炎之併發症 4.鼻息肉 5.鼻腔或鼻竇腫瘤 6.鼻竇異物 7.鼻竇其他病變。	無	利用鑽石鑽頭可進行微創手術，精準磨組織，移除病灶，縮短手術時間、流血量少、微創故復原快，且降低復發機率。	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短44%的手術時間，快速完成手術。	14500	FEY004229002	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師。此產品為單次使用拋棄式鼻科鑽頭。
285	內視鏡鼻淚管減壓手術鑽頭 EAR NOSE AND THROAT BUR 3.2MM ANTERIOR SKULL BASE DIAMOND BUR 40° AS:MEDTRONIC 1883277HSE	EAR NOSE AND THROAT BUR 3.2MM ANTERIOR SKULL BASE DIAMOND BUR 40° AS:MEDTRONIC 1883277HSE	本產品適用於1.鼻淚囊減壓手術2.慢性鼻竇炎 3.鼻竇炎之併發症 4.鼻息肉 5.鼻腔或鼻竇腫瘤 6.鼻竇異物 7.鼻竇其他病變。	無	利用鑽石鑽頭可進行微創手術，精準磨組織，移除病灶，縮短手術時間、流血量少、微創故復原快，且降低復發機率。	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短41%的手術時間，快速完成手術。	14500	FEY004229002	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師。此產品為單次使用拋棄式鼻科鑽頭。
286	內視鏡鼻淚管減壓手術鑽頭 EAR NOSE AND THROAT BUR 3.2MM SEPTOPLASTY BUR HIGH-SPEED AS:MEDTRONIC 1883212HS	EAR NOSE AND THROAT BUR 3.2MM SEPTOPLASTY BUR HIGH-SPEED AS:MEDTRONIC 1883212HS	本產品適用於1.鼻淚囊減壓手術2.慢性鼻竇炎 3.鼻竇炎之併發症 4.鼻息肉 5.鼻腔或鼻竇腫瘤 6.鼻竇異物 7.鼻竇其他病變。	無	利用切割型鑽頭可進行微創手術，精準磨組織，移除病灶，縮短手術時間、流血量少、微創故復原快，且降低復發機率。	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短47%的手術時間，快速完成手術。	14500	FEY004229002	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師。此產品為單次使用拋棄式鼻科鑽頭。
287	內視鏡鼻淚管減壓手術鑽頭 EAR NOSE AND THROAT BUR 3.2MM ROUND BUR HIGH-SPEED AS:MEDTRONIC 1883262HS	EAR NOSE AND THROAT BUR 3.2MM ROUND BUR HIGH-SPEED AS:MEDTRONIC 1883262HS	本產品適用於1.鼻淚囊減壓手術2.慢性鼻竇炎 3.鼻竇炎之併發症 4.鼻息肉 5.鼻腔或鼻竇腫瘤 6.鼻竇異物 7.鼻竇其他病變。	無	利用切割型鑽頭可進行微創手術，精準磨組織，移除病灶，縮短手術時間、流血量少、微創故復原快，且降低復發機率。	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短49%的手術時間，快速完成手術。	14500	FEY004229002	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師。此產品為單次使用拋棄式鼻科鑽頭。
288	內視鏡鼻淚管減壓手術鑽頭 EAR NOSE AND THROAT BUR 3.2MM OVAL BUR HIGH-SPEED AS:MEDTRONIC 1883264HS	EAR NOSE AND THROAT BUR 3.2MM OVAL BUR HIGH-SPEED AS:MEDTRONIC 1883264HS	本產品適用於1.鼻淚囊減壓手術2.慢性鼻竇炎 3.鼻竇炎之併發症 4.鼻息肉 5.鼻腔或鼻竇腫瘤 6.鼻竇異物 7.鼻竇其他病變。	無	利用切割型鑽頭可進行微創手術，精準磨組織，移除病灶，縮短手術時間、流血量少、微創故復原快，且降低復發機率。	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短48%的手術時間，快速完成手術。	14500	FEY004229002	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師。此產品為單次使用拋棄式鼻科鑽頭。
289	內視鏡鼻淚管減壓手術鑽頭 EAR NOSE AND THROAT BUR 5MM ANTERIOR SKULL BASE DIAMOND BUR 15° AS:MEDTRONIC 1885076HSE	EAR NOSE AND THROAT BUR 5MM ANTERIOR SKULL BASE DIAMOND BUR 15° AS:MEDTRONIC 1885076HSE	本產品適用於1.鼻淚囊減壓手術2.慢性鼻竇炎 3.鼻竇炎之併發症 4.鼻息肉 5.鼻腔或鼻竇腫瘤 6.鼻竇異物 7.鼻竇其他病變。	無	利用鑽石鑽頭可進行微創手術，精準磨組織，移除病灶，縮短手術時間、流血量少、微創故復原快，且降低復發機率。	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短45%的手術時間，快速完成手術。	14500	FEY004229002	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師。此產品為單次使用拋棄式鼻科鑽頭。
290	內視鏡鼻淚管減壓手術鑽頭 EAR NOSE AND THROAT BUR 5MM ANTERIOR SKULL BASE DIAMOND BUR 70° AS:MEDTRONIC 1885078HSE	EAR NOSE AND THROAT BUR 5MM ANTERIOR SKULL BASE DIAMOND BUR 70° AS:MEDTRONIC 1885078HSE	本產品適用於1.鼻淚囊減壓手術2.慢性鼻竇炎 3.鼻竇炎之併發症 4.鼻息肉 5.鼻腔或鼻竇腫瘤 6.鼻竇異物 7.鼻竇其他病變。	無	利用鑽石鑽頭可進行微創手術，精準磨組織，移除病灶，縮短手術時間、流血量少、微創故復原快，且降低復發機率。	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短43%的手術時間，快速完成手術。	14500	FEY004229002	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師。此產品為單次使用拋棄式鼻科鑽頭。
291	內視鏡鼻淚管減壓手術鑽頭 EAR NOSE AND THROAT BUR 2.5MM CURVED DIAMOND DCR BUR HIGH-SPEED AS:MEDTRONIC 1882569HS	EAR NOSE AND THROAT BUR 2.5MM CURVED DIAMOND DCR BUR HIGH-SPEED AS:MEDTRONIC 1882569HS	本產品適用於1.鼻淚囊減壓手術2.慢性鼻竇炎 3.鼻竇炎之併發症 4.鼻息肉 5.鼻腔或鼻竇腫瘤 6.鼻竇異物 7.鼻竇其他病變。	無	利用鑽石鑽頭可進行微創手術，精準磨組織，移除病灶，縮短手術時間、流血量少、微創故復原快，且降低復發機率。	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短38%的手術時間，快速完成手術。	14500	FEY004229002	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師。此產品為單次使用拋棄式鼻科鑽頭。
293	近端橈骨頭鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL RADIUS PLATE 2.4 LEFT 5+2H AS：SYNTHES 441.681	LCP PROXIMAL RADIUS PLATE 2.4 LEFT 5+2H AS：SYNTHES 441.681	創傷性復位/切骨術/與各種愈合不良	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	"複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除"	66000	FBZ021824001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。選擇適當尺寸植入物
294	近端橈骨頭鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL RADIUS PLATE 2.4 RIGHT 5+4H AS：SYNTHES 441.684	LCP PROXIMAL RADIUS PLATE 2.4 RIGHT 5+4H AS：SYNTHES 441.684	創傷性復位/切骨術/與各種愈合不良	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	"複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除"	66000	FBZ021824001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。選擇適當尺寸植入物
295	近端橈骨頭鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL RADIUS PLATE 2.4 LEFT 5+4H AS：SYNTHES 441.685	LCP PROXIMAL RADIUS PLATE 2.4 LEFT 5+4H AS：SYNTHES 441.685	創傷性復位/切骨術/與各種愈合不良	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	"複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除"	66000	FBZ021824001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。選擇適當尺寸植入物
296	近端橈骨頭鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL RADIUS PLATE 2.4 2H AS：SYNTHES 441.690	LCP PROXIMAL RADIUS PLATE 2.4 2H AS：SYNTHES 441.690	創傷性復位/切骨術/與各種愈合不良	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	"複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除"	66000	FBZ021824001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。選擇適當尺寸植入物
297	近端橈骨頭鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL RADIUS PLATE 2.4 4H AS：SYNTHES 441.692	LCP PROXIMAL RADIUS PLATE 2.4 4H AS：SYNTHES 441.692	創傷性復位/切骨術/與各種愈合不良	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	"複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除"	66000	FBZ021824001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。選擇適當尺寸植入物
298	鑽嘴突鎖定加壓骨板 LCP OLECRANON PLATE 3.5MM 4H RIGHT AS：SYNTHES 436.504	LCP OLECRANON PLATE 3.5MM 4H RIGHT AS：SYNTHES 436.504	創傷性復位/切骨術/與各種愈合不良	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	"複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除"	65000	FBZ019220002	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。選擇適當尺寸植入物
299	鑽嘴突鎖定加壓骨板 LCP OLECRANON PLATE 3.5MM 4H LEFT AS：SYNTHES 436.505	LCP OLECRANON PLATE 3.5MM 4H LEFT AS：SYNTHES 436.505	創傷性復位/切骨術/與各種愈合不良	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	"複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除"	65000	FBZ019220002	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。選擇適當尺寸植入物
300	鑽嘴突鎖定加壓骨板 LCP OLECRANON PLATE 3.5MM 8H RIGHT AS：SYNTHES 436.508	LCP OLECRANON PLATE 3.5MM 8H RIGHT AS：SYNTHES 436.508	創傷性復位/切骨術/與各種愈合不良	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	"複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除"	65000	FBZ019220002	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。選擇適當尺寸植入物

301	鷹嘴突鎖定加壓骨板 LCP OLECRANON PLATE 3.5MM 8H LEFT AS：SYNTHES 436.509	LCP OLECRANON PLATE 3.5MM 8H LEFT AS：SYNTHES 436.509	創傷性復位/切骨術/與各種愈合不良	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	"複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除"	65000	FBZ019220002	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。選擇適當尺寸植入物
302	骨盆重建預先塑型鎖定骨板 RECONSTRUCTION J PLATE 3.5MM RIGHT 16H AS：SYNTHES 245.926	RECONSTRUCTION J PLATE 3.5MM RIGHT 16H AS：SYNTHES 245.926	創傷性復位/切骨術/與各種愈合不良	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	"複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除"	66000	FBZ022269001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。選擇適當尺寸植入物
303	多角度遠端橈骨鎖定加壓骨板 LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 VOLARLEFT 6+2H 45MM AS：SYNTHES 04.111.621	LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 VOLAR LEFT 6+2H 45MM AS：SYNTHES 04.111.621	2.4mm多角度鎖定加壓關節外遠端橈骨系統包含多角度鎖定加壓手掌關節外遠端橈骨骨板及多角度鎖定加壓手掌遠端橈骨骨板。使用變角度鎖定技術進行特定片段骨折固定。	植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷，過敏反應肇因於無法適應植入物材質，癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙，植入物而引起的疼痛。	1.多角度鎖定加壓，2.特定片段固定，3.多角度鎖定孔，4.多角度鎖定加壓鑽孔指引。	良好的骨板解剖塑型及交鎖固定系統使病人可以即早的活動，並提供良好的支撐穩定效果。	57000	FBZ022596001	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
304	多角度遠端橈骨鎖定加壓骨板 LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 VOLARRIGHT 6+3H 54MM AS：SYNTHES 04.111.630	LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 VOLAR RIGHT 6+3H 54MM AS：SYNTHES 04.111.630	2.4mm多角度鎖定加壓關節外遠端橈骨系統包含多角度鎖定加壓手掌關節外遠端橈骨骨板及多角度鎖定加壓手掌遠端橈骨骨板。使用變角度鎖定技術進行特定片段骨折固定。	植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷，過敏反應肇因於無法適應植入物材質，癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙，植入物而引起的疼痛。	1.多角度鎖定加壓，2.特定片段固定，3.多角度鎖定孔，4.多角度鎖定加壓鑽孔指引。	良好的骨板解剖塑型及交鎖固定系統使病人可以即早的活動，並提供良好的支撐穩定效果。	57000	FBZ022596001	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
305	骨盆重建預先塑型鎖定骨板 RECONSTRUCTION CURVED PLATE 3.5MM 6H AS：SYNTHES 245.876	RECONSTRUCTION CURVED PLATE 3.5MM 6H AS：SYNTHES 245.876	創傷性復位/切骨術/與各種愈合不良	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	"複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除"	66000	FBZ022269001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。選擇適當尺寸植入物
306	骨盆重建預先塑型鎖定骨板 RECONSTRUCTION CURVED PLATE 3.5MM 10H AS：SYNTHES 245.880	RECONSTRUCTION CURVED PLATE 3.5MM 10H AS：SYNTHES 245.880	創傷性復位/切骨術/與各種愈合不良	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	"複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除"	66000	FBZ022269001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。選擇適當尺寸植入物
307	遠端橈骨鎖定加壓骨板 LCP VOLAR COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 RIGHT 8+4H 58MM AS：SYNTHES 04.110.440	LCP VOLAR COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 RIGHT 8+4H 58MM AS：SYNTHES 04.110.440	創傷性復位/切骨術/與各種愈合不良	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	"複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除"	64000	FBZ020253001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。選擇適當尺寸植入物
308	遠端橈骨鎖定加壓骨板 LCP VOLAR COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 LEFT 8+4H 58MM AS：SYNTHES 04.110.441	LCP VOLAR COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 LEFT 8+4H 58MM AS：SYNTHES 04.110.441	創傷性復位/切骨術/與各種愈合不良	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	"複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除"	64000	FBZ020253001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。選擇適當尺寸植入物
309	遠端橈骨鎖定加壓骨板 LCP VOLAR COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 RIGHT 8+5H 67MM AS：SYNTHES 04.110.450	LCP VOLAR COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 RIGHT 8+5H 67MM AS：SYNTHES 04.110.450	創傷性復位/切骨術/與各種愈合不良	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	"複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除"	64000	FBZ020253001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。選擇適當尺寸植入物
310	遠端橈骨鎖定加壓骨板 LCP VOLAR COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 LEFT 8+5H 67MM AS：SYNTHES 04.110.451	LCP VOLAR COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 LEFT 8+5H 67MM AS：SYNTHES 04.110.451	創傷性復位/切骨術/與各種愈合不良	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	"複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除"	64000	FBZ020253001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。選擇適當尺寸植入物
311	遠端橈骨鎖定加壓骨板 LCP VOLAR COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 LEFT 8+3H 49MM AS：SYNTHES 04.110.431	LCP VOLAR COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 LEFT 8+3H 49MM AS：SYNTHES 04.110.431	創傷性復位/切骨術/與各種愈合不良	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	"複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除"	64000	FBZ020253001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。選擇適當尺寸植入物
312	遠端橈骨鎖定加壓骨板 LCP VOLAR COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 LEFT 9+3H 49MM AS：SYNTHES 04.110.331	LCP VOLAR COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 LEFT 9+3H 49MM AS：SYNTHES 04.110.331	創傷性復位/切骨術/與各種愈合不良	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	"複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除"	64000	FBZ020253001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。選擇適當尺寸植入物
313	遠端橈骨鎖定加壓骨板 LCP VOLAR COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 RIGHT 9+5H 67MM AS：SYNTHES 04.110.350	LCP VOLAR COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 RIGHT 9+5H 67MM AS：SYNTHES 04.110.350	創傷性復位/切骨術/與各種愈合不良	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	"複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除"	64000	FBZ020253001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。選擇適當尺寸植入物
314	遠端橈骨鎖定加壓骨板 LCP VOLAR COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 LEFT 9+5H 67MM AS：SYNTHES 04.110.351	LCP VOLAR COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 LEFT 9+5H 67MM AS：SYNTHES 04.110.351	創傷性復位/切骨術/與各種愈合不良	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	"複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除"	64000	FBZ020253001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。選擇適當尺寸植入物
315	遠端橈骨鎖定加壓骨板 LCP VOLAR COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 RIGHT 8+3H 49MM AS：SYNTHES 04.110.430	LCP VOLAR COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 RIGHT 8+3H 49MM AS：SYNTHES 04.110.430	創傷性復位/切骨術/與各種愈合不良	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	"複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除"	64000	FBZ020253001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。選擇適當尺寸植入物
316	遠端橈骨鎖定加壓骨板 LCP VOLAR COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 RIGHT 9+3H 49MM AS：SYNTHES 04.110.330	LCP VOLAR COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 RIGHT 9+3H 49MM AS：SYNTHES 04.110.330	創傷性復位/切骨術/與各種愈合不良	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	"複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除"	64000	FBZ020253001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。選擇適當尺寸植入物
317	骨盆重建預先塑型鎖定骨板 SPRING PLATE 3.5 1H AS：SYNTHES 02.100.301	SPRING PLATE 3.5 1H AS：SYNTHES 02.100.301	創傷性復位/切骨術/與各種愈合不良	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	"複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除"	66000	FBZ022269001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。選擇適當尺寸植入物
318	骨盆重建預先塑型鎖定骨板 SPRING PLATE 3.5 2H AS：SYNTHES 02.100.302	SPRING PLATE 3.5 2H AS：SYNTHES 02.100.302	創傷性復位/切骨術/與各種愈合不良	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	"複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除"	66000	FBZ022269001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。選擇適當尺寸植入物
319	骨盆重建預先塑型鎖定骨板 SPRING PLATE 3.5 3H AS：SYNTHES 02.100.303	SPRING PLATE 3.5 3H AS：SYNTHES 02.100.303	創傷性復位/切骨術/與各種愈合不良	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	"複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除"	66000	FBZ022269001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。選擇適當尺寸植入物
320	骨盆重建預先塑型鎖定骨板 RECONSTRUCTION J PLATE 3.5 RIGHT COMBI-HOL 16H AS：SYNTHES 02.100.366	RECONSTRUCTION J PLATE 3.5 RIGHT COMBI-HOL 16H AS：SYNTHES 02.100.366	創傷性復位/切骨術/與各種愈合不良	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	"複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除"	66000	FBZ022269001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。選擇適當尺寸植入物
321	骨盆重建預先塑型鎖定骨板 RECONSTRUCTION STR PLATE 3.5 COMBI-HOL 20H AS：SYNTHES 02.100.120	RECONSTRUCTION STR PLATE 3.5 COMBI-HOL 20H AS：SYNTHES 02.100.120	創傷性復位/切骨術/與各種愈合不良	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	"複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除"	66000	FBZ022269001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。選擇適當尺寸植入物
322	骨盆重建預先塑型鎖定骨板 SYMPHYSEAL PLATE 3.5 COMBI-HOL 4H AS：SYNTHES 02.100.004	SYMPHYSEAL PLATE 3.5 COMBI-HOL 4H AS：SYNTHES 02.100.004	創傷性復位/切骨術/與各種愈合不良	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	"複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除"	66000	FBZ022269001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。選擇適當尺寸植入物
323	骨盆重建預先塑型鎖定骨板 SYMPHYSEAL PLATE 3.5 COMBI-HOL 6H AS：SYNTHES 02.100.006	SYMPHYSEAL PLATE 3.5 COMBI-HOL 6H AS：SYNTHES 02.100.006	創傷性復位/切骨術/與各種愈合不良	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	"複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除"	66000	FBZ022269001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。選擇適當尺寸植入物

324	骨盆重建預先塑型鎖定骨板 RECONSTRUCTION STR PLATE 3.5 COMBI-HOL 10H AS：SYNTHES 02.100.110	RECONSTRUCTION STR PLATE 3.5 COMBI-HOL 10H AS：SYNTHES 02.100.110	創傷性復位/切骨術/與各種愈合不良	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	"複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除"	66000	FBZ022269001	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・選擇適當尺寸植入物
325	沃肯電刀用探頭 VULCAN SAPHYRE ABLATION PROBES 90° AS:SMITH & NEPHEW 7209686	VULCAN SAPHYRE ABLATION PROBES 90° AS:SMITH & NEPHEW 7209686	在關節鏡手術過程中，使組織剝離、止血用・配合氣化儀使用，前端60度 / 91度設計，可較緊貼軟組織，移除時使用	無	配合主機Vulcan使用，雙極高週波汽化儀，用於膚、肘、膝等關節鏡使用，可同時汽化，止血使手術變的簡單方便，確保關節鏡在安全的情況下進行，也可減少手術時間	在關節鏡手術過程中，使組織剝離、止血用・配合氣化儀使用，前端60度 / 91度設計，可較緊貼軟組織，移除時使用	15000	TKY025760W01	"1.本產品係以無菌提供,只能單次使用,不要重新滅菌,過期時請不要使用, 請丟棄開封未使用之產品2.使用前醫師應熟悉適當的手術技巧3.使用前請詳閱使用說明5.建議使用搭配本產品之氣化儀・"
326	沃肯電刀用探頭 VULCAN SAPHYRE ABLATION PROBES 60° AS:SMITH & NEPHEW 7209685	VULCAN SAPHYRE ABLATION PROBES 60° AS:SMITH & NEPHEW 7209685	在關節鏡手術過程中，使組織剝離、止血用・配合氣化儀使用，前端60度 / 90度設計，可較緊貼軟組織，移除時使用	無	配合主機Vulcan使用，雙極高週波汽化儀，用於膚、肘、膝等關節鏡使用，可同時汽化，止血使手術變的簡單方便，確保關節鏡在安全的情況下進行，也可減少手術時間	在關節鏡手術過程中，使組織剝離、止血用・配合氣化儀使用，前端60度 / 90度設計，可較緊貼軟組織，移除時使用	15000	TKY025760W01	"1.本產品係以無菌提供,只能單次使用,不要重新滅菌,過期時請不要使用, 請丟棄開封未使用之產品2.使用前醫師應熟悉適當的手術技巧3.使用前請詳閱使用說明4.建議使用搭配本產品之氣化儀・"
327	鋸齒刀柄 反彎40度 外開口 XPS RADENOID PEDIATRIC 4.0MM AS:XOMED 18-84008	XPS RADENOID PEDIATRIC 4.0MM AS:XOMED 18-84008	本產品適用於1.慢性鼻竇炎 2.鼻竇炎之併發症 3.鼻息肉 4.鼻腔或鼻竇腫瘤 5.鼻竇異物 6.鼻竇其他病變・	無	用圓錐-單次使用角度之拋棄式非旋轉式式切削管刀	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短42%的手術時間，快速完成手術・	8600	FEY004229001	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師・此產品為單次使用拋棄式切削管刀・
328	鋸齒刀柄 彎60度 XPS RAD 60° X-TREME CURVED BLADE 4.0MM AS:XOMED 18-84016	XPS RAD 60° X-TREME CURVED BLADE 4.0MM AS:XOMED 18-84016	本產品適用於1.慢性鼻竇炎 2.鼻竇炎之併發症 3.鼻息肉 4.鼻腔或鼻竇腫瘤 5.鼻竇異物 6.鼻竇其他病變・	無	用圓錐-單次使用角度之拋棄式非旋轉式式切削管刀	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短40%的手術時間，快速完成手術・	5500	FEY004229001	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師・此產品為單次使用拋棄式切削管刀・
329	鋸齒刀柄　彎４０°　４．０ＭＭ	XPS RAD 40 CURVED BLADE 4.0MM AS:XOMED 18-84006	本產品適用於1.慢性鼻竇炎 2.鼻竇炎之併發症 3.鼻息肉 4.鼻腔或鼻竇腫瘤 5.鼻竇異物 6.鼻竇其他病變・	無	用圓錐-單次使用角度之拋棄式非旋轉式式切削管刀	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短40%的手術時間，快速完成手術・	5500	FEY004229001	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師・此產品為單次使用拋棄式切削管刀・
330	鼻竇動力360度旋轉式0度鋸齒刀片 TRICUT BLADE 4MM ROTATABLE 360度 AS:MEDTRONIC 1884004HR	TRICUT BLADE 4MM ROTATABLE 360度 AS:MEDTRONIC 1884004HR	本產品適用於1.慢性鼻竇炎 2.鼻竇炎之併發症 3.鼻息肉 4.鼻腔或鼻竇腫瘤 5.鼻竇異物 6.鼻竇其他病變・	無	用圓錐-單次使用角度之拋棄式旋轉式式切削管刀	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短37%的手術時間，快速完成手術・	8500	FEY004229002	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師・此產品為單次使用拋棄式切削管刀・
331	鼻竇動力360度旋轉式40度鋸齒刀片 RAD 40 BLADE 4MM ROTATABLE 360度 AS:MEDTRONIC 1884006HR	RAD 40 BLADE 4MM ROTATABLE 360度 AS:MEDTRONIC 1884006HR	本產品適用於1.慢性鼻竇炎 2.鼻竇炎之併發症 3.鼻息肉 4.鼻腔或鼻竇腫瘤 5.鼻竇異物 6.鼻竇其他病變・	無	用圓錐-單次使用角度之拋棄式旋轉式式切削管刀	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短38%的手術時間，快速完成手術・	8500	FEY004229002	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師・此產品為單次使用拋棄式切削管刀・
332	鼻竇動力360度旋轉式12度鋸齒刀片 RAD 12 BLADE 4MM ROTATABLE 360度 AS:MEDTRONIC 1884012HR	RAD 12 BLADE 4MM ROTATABLE 360度 AS:MEDTRONIC 1884012HR	本產品適用於1.慢性鼻竇炎 2.鼻竇炎之併發症 3.鼻息肉 4.鼻腔或鼻竇腫瘤 5.鼻竇異物 6.鼻竇其他病變・	無	用圓錐-單次使用角度之拋棄式旋轉式式切削管刀	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短39%的手術時間，快速完成手術・	8500	FEY004229002	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師・此產品為單次使用拋棄式切削管刀・
333	鼻竇動力360度旋轉式60度鋸齒刀片 RAD 60 BLADE 4MM ROTATABLE 360度 AS:MEDTRONIC 1884016HR	RAD 60 BLADE 4MM ROTATABLE 360度 AS:MEDTRONIC 1884016HR	本產品適用於1.慢性鼻竇炎 2.鼻竇炎之併發症 3.鼻息肉 4.鼻腔或鼻竇腫瘤 5.鼻竇異物 6.鼻竇其他病變・	無	用圓錐-單次使用角度之拋棄式旋轉式式切削管刀	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短40%的手術時間，快速完成手術・	8500	FEY004229002	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師・此產品為單次使用拋棄式切削管刀・
334	思迪M8經皮脊椎固定系統 固定連結桿 SEXTANT 30MM ROD TI AS:MEDTRONIC 8672030	SEXTANT 30MM ROD TI AS:MEDTRONIC 8672030	"產品的中空式M9多角度骨釘,配合SEXTANT工具從後方(背部)經皮植入脊椎,應用在脊椎成熟的病患作為後方椎弓骨釘固定系統使用"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生・不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調・	"本產品為醫療等級之鈦金屬製成,由多種形狀及尺寸的脊椎固定骨,骨釘,和鎖定螺絲組成,如同Medtronic其他脊椎系統的植入組成,可嵌入各式構造,並可依據個案的不同而量身訂做"	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，減少較大傷口之感染・	8600	FBZ010561003	思迪M9經皮脊椎固定系統不適用於衛署仿單上之禁忌症
335	腹腔鏡用端口 可開啟環 4個端口 GLOVE PORT M AS:NELIS 440-AM	GLOVE PORT M AS:NELIS 440-AM	本品為手動牽開器，適用於腹腔鏡手術・本品可牽開手術切口邊緣，並通過產品端口將手術器械及內視鏡插入體內	無	"1. 端口透明, 看見器械進出2. 有移除環, 方便移除3. 手動排煙口4. 彈性端口, 器械自由度高5. 端口套管軟, 可插Trocar, 讓縫針線, 紗布, EndoGIA, 腦道鏡及器械進出不需塗抹任何潤滑劑6. 上蓋打開及蓋上容易, 方便specimen取出及蓋上繼續手術7.適用2.0 –4.0 cm傷口"	無疤痕或降低傷口數，患者恢復較快	29000	TSZ026478001	1. 請勿使用包裝有缺損的產品，產品需滅菌2. 注意使用期限3. 插入尖銳器械時注意產品沒有撕裂4. 請勿加熱產品5. 請勿重複使用產品6. 依照程序處置廢棄產品
336	派瑞斯縫合固定錨釘 GENESYS PRESSFT SUTURE ANCHOR 2.6MM W/ONE #2 AS:LINVATEC NB261	GENESYS PRESSFT SUTURE ANCHOR 2.6MM W/ONE #2 AS:LINVATEC NB261	適用於肩關節唇盂韌帶撕裂修補用・	1.感染，包括深處與表面・2.過敏症、組織過敏/發炎以及對器材材質的其他反應・	本產品是採用聚乳酸共聚物及Beta三鈣磷酸鹽材質製造而成，以單次使用、滅菌及預先裝配在拋棄式的起子上的形式提供・	健保產品為金屬材質，不為人體吸收，有骨隧道擴張之風險	17000	FBZ025622001	1.確保依據錨釘尺寸適當地選擇骨打孔器・2.當插入本產品時，避免從側邊插入・3.插入錨釘及鬆開起子時，須維持適當的直線・4.適當選擇和放置植體是成功使用本產品的重要考量因素・5.在到達適當的植入位置及縫線緊度之前，請勿壓下觸發器安裝本產品・
337	派瑞斯縫合固定錨釘 GENESYS PRESSFT SUTURE ANCHOR 2.6MM W/TWO #1 AS:LINVATEC NB262	GENESYS PRESSFT SUTURE ANCHOR 2.6MM W/TWO #1 AS:LINVATEC NB262	適用於肩關節唇盂韌帶撕裂修補用・	1.感染，包括深處與表面・2.過敏症、組織過敏/發炎以及對器材材質的其他反應・	本產品是採用聚乳酸共聚物及Beta三鈣磷酸鹽材質製造而成，以單次使用、滅菌及預先裝配在拋棄式的起子上的形式提供・	健保產品為金屬材質，不為人體吸收，有骨隧道擴張之風險	17000	FBZ025622001	1.確保依據錨釘尺寸適當地選擇骨打孔器・2.當插入本產品時，避免從側邊插入・3.插入錨釘及鬆開起子時，須維持適當的直線・4.適當選擇和放置植體是成功使用本產品的重要考量因素・5.在到達適當的植入位置及縫線緊度之前，請勿壓下觸發器安裝本產品・
338	腹腔鏡用端口 可開啟環 4個端口 GLOVE PORT L AS:NELIS 440-AL	GLOVE PORT L AS:NELIS 440-AL	本品為手動牽開器，適用於腹腔鏡手術・本品可牽開手術切口邊緣，並通過產品端口將手術器械及內視鏡插入體內	無	本品為手動牽開器，適用於腹腔鏡手術・本品可牽開手術切口邊緣，並通過產品端口將手術器械及內視鏡插入體內	無疤痕或降低傷口數，患者恢復較快	29000	TSZ026478001	1. 請勿使用包裝有缺損的產品，產品需滅菌2. 注意使用期限3. 插入尖銳器械時注意產品沒有撕裂4. 請勿加熱產品5. 請勿重複使用產品6. 依照程序處置廢棄產品
339	腹腔鏡用端口 可開啟環 4個端口 GLOVE PORT L AS:NELIS 431-AL	GLOVE PORT L AS:NELIS 431-AL	本品為手動牽開器，適用於腹腔鏡手術・本品可牽開手術切口邊緣，並通過產品端口將手術器械及內視鏡插入體內	無	本品為手動牽開器，適用於腹腔鏡手術・本品可牽開手術切口邊緣，並通過產品端口將手術器械及內視鏡插入體內	無疤痕或降低傷口數，患者恢復較快	29000	TSZ026478001	1. 請勿使用包裝有缺損的產品，產品需滅菌2. 注意使用期限3. 插入尖銳器械時注意產品沒有撕裂4. 請勿加熱產品5. 請勿重複使用產品6. 依照程序處置廢棄產品
340	腹腔鏡用端口 可開啟環 4個端口 GLOVE PORT M AS:NELIS 431-AM	GLOVE PORT M AS:NELIS 431-AM	本品為手動牽開器，適用於腹腔鏡手術・本品可牽開手術切口邊緣，並通過產品端口將手術器械及內視鏡插入體內	無	本品為手動牽開器，適用於腹腔鏡手術・本品可牽開手術切口邊緣，並通過產品端口將手術器械及內視鏡插入體內	無疤痕或降低傷口數，患者恢復較快	29000	TSZ026478001	1. 請勿使用包裝有缺損的產品，產品需滅菌2. 注意使用期限3. 插入尖銳器械時注意產品沒有撕裂4. 請勿加熱產品5. 請勿重複使用產品6. 依照程序處置廢棄產品
341	腹腔鏡用端口 可開啟環 4個端口 GLOVE PORT S AS:NELIS 431-AS	GLOVE PORT S AS:NELIS 431-AS	本品為手動牽開器，適用於腹腔鏡手術・本品可牽開手術切口邊緣，並通過產品端口將手術器械及內視鏡插入體內	無	"1. 端口透明, 看見器械進出2. 有移除環, 方便移除3. 手動排煙口4. 彈性端口, 器械自由度高5. 端口套管軟, 可插Trocar, 讓縫針線, 紗布, EndoGIA, 腦道鏡及器械進出不需塗抹任何潤滑劑6. 上蓋打開及蓋上容易, 方便specimen取出及蓋上繼續手術7.適用1.5 –2.5 cm傷口"	無疤痕或降低傷口數，患者恢復較快	29000	TSZ026478001	1. 請勿使用包裝有缺損的產品，產品需滅菌2. 注意使用期限3. 插入尖銳器械時注意產品沒有撕裂4. 請勿加熱產品5. 請勿重複使用產品6. 依照程序處置廢棄產品
342	腹腔鏡用端口 可開啟環 4個端口 GLOVE PORT S AS:NELIS 422-AS	GLOVE PORT S AS:NELIS 422-AS	本品為手動牽開器，適用於腹腔鏡手術・本品可牽開手術切口邊緣，並通過產品端口將手術器械及內視鏡插入體內	無	"1. 端口透明, 看見器械進出2. 有移除環, 方便移除3. 手動排煙口4. 彈性端口, 器械自由度高5. 端口套管軟, 可插Trocar, 讓縫針線, 紗布, EndoGIA, 腦道鏡及器械進出不需塗抹任何潤滑劑6. 上蓋打開及蓋上容易, 方便specimen取出及蓋上繼續手術7.適用1.5 –2.5 cm傷口"	無疤痕或降低傷口數，患者恢復較快	29000	TSZ026478001	1. 請勿使用包裝有缺損的產品，產品需滅菌2. 注意使用期限3. 插入尖銳器械時注意產品沒有撕裂4. 請勿加熱產品5. 請勿重複使用產品6. 依照程序處置廢棄產品

343	克里森椎體填充器 VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 36X14MM AS:MEDTRONIC 9193614	VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 36X14MM AS:MEDTRONIC 9193614	用以幫助脊椎手術的矯正及固定，此系統僅適用於single及two-level的胸椎及腰椎前方脊椎。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	克里森椎體填充器組件可嵌入各式構造，並可依據個案的不同重量身訂做。克里森椎體填充器由聚醚酮(PEEK-OPTIMALT)製成加上鉬或鈦標記。克里森必須與前方及/或後方脊椎器械使用，以增加其穩定性。	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，放入椎間盤後，還能有更多的接觸面積成家融合率與穩定度。	70000	FBZ020102001	"""美敦力""克里森椎體填充器不適用於頸部及後方手術植入.以下狀況也不適合使用本器材:(1)嚴重的骨骼溶蝕(2)軟骨症(28)嚴重的骨質疏鬆症"
344	克里森椎體填充器 VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 36X15MM AS:MEDTRONIC 9193615	VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 36X15MM AS:MEDTRONIC 9193615	用以幫助脊椎手術的矯正及固定，此系統僅適用於single及two-level的胸椎及腰椎前方脊椎。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	克里森椎體填充器組件可嵌入各式構造，並可依據個案的不同重量身訂做。克里森椎體填充器由聚醚酮(PEEK-OPTIMALT)製成加上鉬或鈦標記。克里森必須與前方及/或後方脊椎器械使用，以增加其穩定性。	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，放入椎間盤後，還能有更多的接觸面積成家融合率與穩定度。	70000	FBZ020102001	"""美敦力""克里森椎體填充器不適用於頸部及後方手術植入.以下狀況也不適合使用本器材:(1)嚴重的骨骼溶蝕(2)軟骨症(29)嚴重的骨質疏鬆症"
345	腹腔鏡用端口 可開啟環 4個端口 GLOVE PORT M AS:NELIS 422-AM	GLOVE PORT M AS:NELIS 422-AM	本品為手動牽開器，適用於腹腔鏡手術。本品可牽開手術切口邊緣，並通過產品端口將手術器械及內視鏡插入體內	無	"1. 端口透明, 看見器械進出2. 有移除環, 方便移除3. 手動排煙口4. 彈性端口, 器械自由度高5. 端口套管軟, 可插Trocar, 讓縫針線, 紗布, EndoGIA, 腹腔鏡及器械進出不需塗抹任何潤滑劑6. 上蓋打開及蓋上容易, 方便specimen取出及蓋上繼續手術"	無疤痕或降低傷口數，患者恢復較快	29000	TSZ026478001	1. 請勿使用包裝有缺損的產品．產品需滅菌2. 注意使用期限3. 插入尖銳器械時注意產品沒有撕裂4. 請勿加熱產品5. 請勿重複使用產品6. 依照程序處置廢棄產品
346	克里森椎體填充器 VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 36X13MM AS:MEDTRONIC 9193613	VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 36X13MM AS:MEDTRONIC 9193613	用以幫助脊椎手術的矯正及固定，此系統僅適用於single及two-level的胸椎及腰椎前方脊椎。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	克里森椎體填充器組件可嵌入各式構造，並可依據個案的不同重量身訂做。克里森椎體填充器由聚醚酮(PEEK-OPTIMALT)製成加上鉬或鈦標記。克里森必須與前方及/或後方脊椎器械使用，以增加其穩定性。	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，放入椎間盤後，還能有更多的接觸面積成家融合率與穩定度。	70000	FBZ020102001	"""美敦力""克里森椎體填充器不適用於頸部及後方手術植入.以下狀況也不適合使用本器材:(1)嚴重的骨骼溶蝕(2)軟骨症(27)嚴重的骨質疏鬆症"
347	克里森椎體填充器 VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 36X11MM AS:MEDTRONIC 9193611	VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 36X11MM AS:MEDTRONIC 9193611	用以幫助脊椎手術的矯正及固定，此系統僅適用於single及two-level的胸椎及腰椎前方脊椎。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	克里森椎體填充器組件可嵌入各式構造，並可依據個案的不同重量身訂做。克里森椎體填充器由聚醚酮(PEEK-OPTIMALT)製成加上鉬或鈦標記。克里森必須與前方及/或後方脊椎器械使用，以增加其穩定性。	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，放入椎間盤後，還能有更多的接觸面積成家融合率與穩定度。	70000	FBZ020102001	"""美敦力""克里森椎體填充器不適用於頸部及後方手術植入.以下狀況也不適合使用本器材:(1)嚴重的骨骼溶蝕(2)軟骨症(25)嚴重的骨質疏鬆症"
348	克里森椎體填充器 VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 36X12MM AS:MEDTRONIC 9193612	VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 36X12MM AS:MEDTRONIC 9193612	用以幫助脊椎手術的矯正及固定，此系統僅適用於single及two-level的胸椎及腰椎前方脊椎。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	克里森椎體填充器組件可嵌入各式構造，並可依據個案的不同重量身訂做。克里森椎體填充器由聚醚酮(PEEK-OPTIMALT)製成加上鉬或鈦標記。克里森必須與前方及/或後方脊椎器械使用，以增加其穩定性。	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，放入椎間盤後，還能有更多的接觸面積成家融合率與穩定度。	70000	FBZ020102001	"""美敦力""克里森椎體填充器不適用於頸部及後方手術植入.以下狀況也不適合使用本器材:(1)嚴重的骨骼溶蝕(2)軟骨症(26)嚴重的骨質疏鬆症"
349	克里森椎體填充器 VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 36X10MM AS:MEDTRONIC 9193610	VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 36X10MM AS:MEDTRONIC 9193610	用以幫助脊椎手術的矯正及固定，此系統僅適用於single及two-level的胸椎及腰椎前方脊椎。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	克里森椎體填充器組件可嵌入各式構造，並可依據個案的不同重量身訂做。克里森椎體填充器由聚醚酮(PEEK-OPTIMALT)製成加上鉬或鈦標記。克里森必須與前方及/或後方脊椎器械使用，以增加其穩定性。	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，放入椎間盤後，還能有更多的接觸面積成家融合率與穩定度。	70000	FBZ020102001	"""美敦力""克里森椎體填充器不適用於頸部及後方手術植入.以下狀況也不適合使用本器材:(1)嚴重的骨骼溶蝕(2)軟骨症(24)嚴重的骨質疏鬆症"
350	克里森椎體填充器 VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 36X8MM AS:MEDTRONIC 9193608	VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 36X8MM AS:MEDTRONIC 9193608	用以幫助脊椎手術的矯正及固定，此系統僅適用於single及two-level的胸椎及腰椎前方脊椎。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	克里森椎體填充器組件可嵌入各式構造，並可依據個案的不同重量身訂做。克里森椎體填充器由聚醚酮(PEEK-OPTIMALT)製成加上鉬或鈦標記。克里森必須與前方及/或後方脊椎器械使用，以增加其穩定性。	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，放入椎間盤後，還能有更多的接觸面積成家融合率與穩定度。	70000	FBZ020102001	"""美敦力""克里森椎體填充器不適用於頸部及後方手術植入.以下狀況也不適合使用本器材:(1)嚴重的骨骼溶蝕(2)軟骨症(22)嚴重的骨質疏鬆症"
351	克里森椎體填充器 VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 36X9MM AS:MEDTRONIC 9193609	VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 36X9MM AS:MEDTRONIC 9193609	用以幫助脊椎手術的矯正及固定，此系統僅適用於single及two-level的胸椎及腰椎前方脊椎。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	克里森椎體填充器組件可嵌入各式構造，並可依據個案的不同重量身訂做。克里森椎體填充器由聚醚酮(PEEK-OPTIMALT)製成加上鉬或鈦標記。克里森必須與前方及/或後方脊椎器械使用，以增加其穩定性。	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，放入椎間盤後，還能有更多的接觸面積成家融合率與穩定度。	70000	FBZ020102001	"""美敦力""克里森椎體填充器不適用於頸部及後方手術植入.以下狀況也不適合使用本器材:(1)嚴重的骨骼溶蝕(2)軟骨症(23)嚴重的骨質疏鬆症"
352	克里森椎體填充器 VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 36X7MM AS:MEDTRONIC 9193607	VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 36X7MM AS:MEDTRONIC 9193607	用以幫助脊椎手術的矯正及固定，此系統僅適用於single及two-level的胸椎及腰椎前方脊椎。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	克里森椎體填充器組件可嵌入各式構造，並可依據個案的不同重量身訂做。克里森椎體填充器由聚醚酮(PEEK-OPTIMALT)製成加上鉬或鈦標記。克里森必須與前方及/或後方脊椎器械使用，以增加其穩定性。	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，放入椎間盤後，還能有更多的接觸面積成家融合率與穩定度。	70000	FBZ020102001	"""美敦力""克里森椎體填充器不適用於頸部及後方手術植入.以下狀況也不適合使用本器材:(1)嚴重的骨骼溶蝕(2)軟骨症(21)嚴重的骨質疏鬆症"
353	克里森椎體填充器 VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 30X14MM AS:MEDTRONIC 9193014	VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 30X14MM AS:MEDTRONIC 9193014	用以幫助脊椎手術的矯正及固定，此系統僅適用於single及two-level的胸椎及腰椎前方脊椎。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	克里森椎體填充器組件可嵌入各式構造，並可依據個案的不同重量身訂做。克里森椎體填充器由聚醚酮(PEEK-OPTIMALT)製成加上鉬或鈦標記。克里森必須與前方及/或後方脊椎器械使用，以增加其穩定性。	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，放入椎間盤後，還能有更多的接觸面積成家融合率與穩定度。	70000	FBZ020102001	"""美敦力""克里森椎體填充器不適用於頸部及後方手術植入.以下狀況也不適合使用本器材:(1)嚴重的骨骼溶蝕(2)軟骨症(19)嚴重的骨質疏鬆症"
354	克里森椎體填充器 VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 30X15MM AS:MEDTRONIC 9193015	VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 30X15MM AS:MEDTRONIC 9193015	用以幫助脊椎手術的矯正及固定，此系統僅適用於single及two-level的胸椎及腰椎前方脊椎。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	克里森椎體填充器組件可嵌入各式構造，並可依據個案的不同重量身訂做。克里森椎體填充器由聚醚酮(PEEK-OPTIMALT)製成加上鉬或鈦標記。克里森必須與前方及/或後方脊椎器械使用，以增加其穩定性。	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，放入椎間盤後，還能有更多的接觸面積成家融合率與穩定度。	70000	FBZ020102001	"""美敦力""克里森椎體填充器不適用於頸部及後方手術植入.以下狀況也不適合使用本器材:(1)嚴重的骨骼溶蝕(2)軟骨症(20)嚴重的骨質疏鬆症"
355	克里森椎體填充器 VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 30X13MM AS:MEDTRONIC 9193013	VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 30X13MM AS:MEDTRONIC 9193013	用以幫助脊椎手術的矯正及固定，此系統僅適用於single及two-level的胸椎及腰椎前方脊椎。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	克里森椎體填充器組件可嵌入各式構造，並可依據個案的不同重量身訂做。克里森椎體填充器由聚醚酮(PEEK-OPTIMALT)製成加上鉬或鈦標記。克里森必須與前方及/或後方脊椎器械使用，以增加其穩定性。	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，放入椎間盤後，還能有更多的接觸面積成家融合率與穩定度。	70000	FBZ020102001	"""美敦力""克里森椎體填充器不適用於頸部及後方手術植入.以下狀況也不適合使用本器材:(1)嚴重的骨骼溶蝕(2)軟骨症(18)嚴重的骨質疏鬆症"
356	克里森椎體填充器 VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 30X11MM AS:MEDTRONIC 9193011	VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 30X11MM AS:MEDTRONIC 9193011	用以幫助脊椎手術的矯正及固定，此系統僅適用於single及two-level的胸椎及腰椎前方脊椎。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	克里森椎體填充器組件可嵌入各式構造，並可依據個案的不同重量身訂做。克里森椎體填充器由聚醚酮(PEEK-OPTIMALT)製成加上鉬或鈦標記。克里森必須與前方及/或後方脊椎器械使用，以增加其穩定性。	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，放入椎間盤後，還能有更多的接觸面積成家融合率與穩定度。	70000	FBZ020102001	"""美敦力""克里森椎體填充器不適用於頸部及後方手術植入.以下狀況也不適合使用本器材:(1)嚴重的骨骼溶蝕(2)軟骨症(16)嚴重的骨質疏鬆症"
357	克里森椎體填充器 VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 30X12MM AS:MEDTRONIC 9193012	VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 30X12MM AS:MEDTRONIC 9193012	用以幫助脊椎手術的矯正及固定，此系統僅適用於single及two-level的胸椎及腰椎前方脊椎。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	克里森椎體填充器組件可嵌入各式構造，並可依據個案的不同重量身訂做。克里森椎體填充器由聚醚酮(PEEK-OPTIMALT)製成加上鉬或鈦標記。克里森必須與前方及/或後方脊椎器械使用，以增加其穩定性。	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，放入椎間盤後，還能有更多的接觸面積成家融合率與穩定度。	70000	FBZ020102001	"""美敦力""克里森椎體填充器不適用於頸部及後方手術植入.以下狀況也不適合使用本器材:(1)嚴重的骨骼溶蝕(2)軟骨症(17)嚴重的骨質疏鬆症"
358	克里森椎體填充器 VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 30X10MM AS:MEDTRONIC 9193010	VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 30X10MM AS:MEDTRONIC 9193010	用以幫助脊椎手術的矯正及固定，此系統僅適用於single及two-level的胸椎及腰椎前方脊椎。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	克里森椎體填充器組件可嵌入各式構造，並可依據個案的不同重量身訂做。克里森椎體填充器由聚醚酮(PEEK-OPTIMALT)製成加上鉬或鈦標記。克里森必須與前方及/或後方脊椎器械使用，以增加其穩定性。	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，放入椎間盤後，還能有更多的接觸面積成家融合率與穩定度。	70000	FBZ020102001	"""美敦力""克里森椎體填充器不適用於頸部及後方手術植入.以下狀況也不適合使用本器材:(1)嚴重的骨骼溶蝕(2)軟骨症(15)嚴重的骨質疏鬆症"
359	克里森椎體填充器 VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 30X8MM AS:MEDTRONIC 9193008	VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 30X8MM AS:MEDTRONIC 9193008	用以幫助脊椎手術的矯正及固定，此系統僅適用於single及two-level的胸椎及腰椎前方脊椎。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	克里森椎體填充器組件可嵌入各式構造，並可依據個案的不同重量身訂做。克里森椎體填充器由聚醚酮(PEEK-OPTIMALT)製成加上鉬或鈦標記。克里森必須與前方及/或後方脊椎器械使用，以增加其穩定性。	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，放入椎間盤後，還能有更多的接觸面積成家融合率與穩定度。	70000	FBZ020102001	"""美敦力""克里森椎體填充器不適用於頸部及後方手術植入.以下狀況也不適合使用本器材:(1)嚴重的骨骼溶蝕(2)軟骨症(13)嚴重的骨質疏鬆症"
360	克里森椎體填充器 VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 30X9MM AS:MEDTRONIC 9193009	VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 30X9MM AS:MEDTRONIC 9193009	用以幫助脊椎手術的矯正及固定，此系統僅適用於single及two-level的胸椎及腰椎前方脊椎。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	克里森椎體填充器組件可嵌入各式構造，並可依據個案的不同重量身訂做。克里森椎體填充器由聚醚酮(PEEK-OPTIMALT)製成加上鉬或鈦標記。克里森必須與前方及/或後方脊椎器械使用，以增加其穩定性。	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，放入椎間盤後，還能有更多的接觸面積成家融合率與穩定度。	70000	FBZ020102001	"""美敦力""克里森椎體填充器不適用於頸部及後方手術植入.以下狀況也不適合使用本器材:(1)嚴重的骨骼溶蝕(2)軟骨症(14)嚴重的骨質疏鬆症"
361	克里森椎體填充器 VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 30X7MM AS:MEDTRONIC 9193007	VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 30X7MM AS:MEDTRONIC 9193007	用以幫助脊椎手術的矯正及固定，此系統僅適用於single及two-level的胸椎及腰椎前方脊椎。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	克里森椎體填充器組件可嵌入各式構造，並可依據個案的不同重量身訂做。克里森椎體填充器由聚醚酮(PEEK-OPTIMALT)製成加上鉬或鈦標記。克里森必須與前方及/或後方脊椎器械使用，以增加其穩定性。	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，放入椎間盤後，還能有更多的接觸面積成家融合率與穩定度。	70000	FBZ020102001	"""美敦力""克里森椎體填充器不適用於頸部及後方手術植入.以下狀況也不適合使用本器材:(1)嚴重的骨骼溶蝕(2)軟骨症(12)嚴重的骨質疏鬆症"

362	克里森椎體填充器 VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 25X14MM AS:MEDTRONIC 9192514	VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 25X14MM AS:MEDTRONIC 9192514	用以幫助脊椎手術的矯正及固定。此系統僅適用於single及two-level的胸椎及腰椎前方脊椎。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	克里森椎體填充器組件可嵌入各式構造，並可依據個案的不同重量身訂做。克里森椎體填充器由聚醚酮(PEEK-OPTIMALTI)製成加上鉬或鈦標記。克里森必須與前方及/或後方脊椎器械使用，以增加其穩定性。	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，放入椎間盤後，還能有更多的接觸面積成家融合率與穩定度。	70000	FBZ020102001	"""美敦力""克里森椎體填充器不適用於頸部及後方手術植入.以下狀況也不適合使用本器材:(1)嚴重的骨骼溶蝕(2)軟骨症(10)嚴重的骨質疏鬆症"
363	克里森椎體填充器 VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 25X15MM AS:MEDTRONIC 9192515	VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 25X15MM AS:MEDTRONIC 9192515	用以幫助脊椎手術的矯正及固定。此系統僅適用於single及two-level的胸椎及腰椎前方脊椎。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	克里森椎體填充器組件可嵌入各式構造，並可依據個案的不同重量身訂做。克里森椎體填充器由聚醚酮(PEEK-OPTIMALTI)製成加上鉬或鈦標記。克里森必須與前方及/或後方脊椎器械使用，以增加其穩定性。	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，放入椎間盤後，還能有更多的接觸面積成家融合率與穩定度。	70000	FBZ020102001	"""美敦力""克里森椎體填充器不適用於頸部及後方手術植入.以下狀況也不適合使用本器材:(1)嚴重的骨骼溶蝕(2)軟骨症(11)嚴重的骨質疏鬆症"
364	克里森椎體填充器 VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 25X13MM AS:MEDTRONIC 9192513	VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 25X13MM AS:MEDTRONIC 9192513	用以幫助脊椎手術的矯正及固定。此系統僅適用於single及two-level的胸椎及腰椎前方脊椎。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	克里森椎體填充器組件可嵌入各式構造，並可依據個案的不同重量身訂做。克里森椎體填充器由聚醚酮(PEEK-OPTIMALTI)製成加上鉬或鈦標記。克里森必須與前方及/或後方脊椎器械使用，以增加其穩定性。	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，放入椎間盤後，還能有更多的接觸面積成家融合率與穩定度。	70000	FBZ020102001	"""美敦力""克里森椎體填充器不適用於頸部及後方手術植入.以下狀況也不適合使用本器材:(1)嚴重的骨骼溶蝕(2)軟骨症(9)嚴重的骨質疏鬆症"
365	克里森椎體填充器 VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 25X11MM AS:MEDTRONIC 9192511	VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 25X11MM AS:MEDTRONIC 9192511	用以幫助脊椎手術的矯正及固定。此系統僅適用於single及two-level的胸椎及腰椎前方脊椎。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	克里森椎體填充器組件可嵌入各式構造，並可依據個案的不同重量身訂做。克里森椎體填充器由聚醚酮(PEEK-OPTIMALTI)製成加上鉬或鈦標記。克里森必須與前方及/或後方脊椎器械使用，以增加其穩定性。	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，放入椎間盤後，還能有更多的接觸面積成家融合率與穩定度。	70000	FBZ020102001	"""美敦力""克里森椎體填充器不適用於頸部及後方手術植入.以下狀況也不適合使用本器材:(1)嚴重的骨骼溶蝕(2)軟骨症(7)嚴重的骨質疏鬆症"
366	克里森椎體填充器 VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 25X12MM AS:MEDTRONIC 9192512	VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 25X12MM AS:MEDTRONIC 9192512	用以幫助脊椎手術的矯正及固定。此系統僅適用於single及two-level的胸椎及腰椎前方脊椎。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	克里森椎體填充器組件可嵌入各式構造，並可依據個案的不同重量身訂做。克里森椎體填充器由聚醚酮(PEEK-OPTIMALTI)製成加上鉬或鈦標記。克里森必須與前方及/或後方脊椎器械使用，以增加其穩定性。	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，放入椎間盤後，還能有更多的接觸面積成家融合率與穩定度。	70000	FBZ020102001	"""美敦力""克里森椎體填充器不適用於頸部及後方手術植入.以下狀況也不適合使用本器材:(1)嚴重的骨骼溶蝕(2)軟骨症(8)嚴重的骨質疏鬆症"
367	克里森椎體填充器 VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 25X10MM AS:MEDTRONIC 9192510	VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 25X10MM AS:MEDTRONIC 9192510	用以幫助脊椎手術的矯正及固定。此系統僅適用於single及two-level的胸椎及腰椎前方脊椎。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	克里森椎體填充器組件可嵌入各式構造，並可依據個案的不同重量身訂做。克里森椎體填充器由聚醚酮(PEEK-OPTIMALTI)製成加上鉬或鈦標記。克里森必須與前方及/或後方脊椎器械使用，以增加其穩定性。	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，放入椎間盤後，還能有更多的接觸面積成家融合率與穩定度。	70000	FBZ020102001	"""美敦力""克里森椎體填充器不適用於頸部及後方手術植入.以下狀況也不適合使用本器材:(1)嚴重的骨骼溶蝕(2)軟骨症(6)嚴重的骨質疏鬆症"
368	克里森椎體填充器 VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 25X8MM AS:MEDTRONIC 9192508	VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 25X8MM AS:MEDTRONIC 9192508	用以幫助脊椎手術的矯正及固定。此系統僅適用於single及two-level的胸椎及腰椎前方脊椎。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	克里森椎體填充器組件可嵌入各式構造，並可依據個案的不同重量身訂做。克里森椎體填充器由聚醚酮(PEEK-OPTIMALTI)製成加上鉬或鈦標記。克里森必須與前方及/或後方脊椎器械使用，以增加其穩定性。	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，放入椎間盤後，還能有更多的接觸面積成家融合率與穩定度。	70000	FBZ020102001	"""美敦力""克里森椎體填充器不適用於頸部及後方手術植入.以下狀況也不適合使用本器材:(1)嚴重的骨骼溶蝕(2)軟骨症(4)嚴重的骨質疏鬆症"
369	克里森椎體填充器 VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 25X9MM AS:MEDTRONIC 9192509	VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 25X9MM AS:MEDTRONIC 9192509	用以幫助脊椎手術的矯正及固定。此系統僅適用於single及two-level的胸椎及腰椎前方脊椎。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	克里森椎體填充器組件可嵌入各式構造，並可依據個案的不同重量身訂做。克里森椎體填充器由聚醚酮(PEEK-OPTIMALTI)製成加上鉬或鈦標記。克里森必須與前方及/或後方脊椎器械使用，以增加其穩定性。	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，放入椎間盤後，還能有更多的接觸面積成家融合率與穩定度。	70000	FBZ020102001	"""美敦力""克里森椎體填充器不適用於頸部及後方手術植入.以下狀況也不適合使用本器材:(1)嚴重的骨骼溶蝕(2)軟骨症(5)嚴重的骨質疏鬆症"
370	克里森椎體填充器 VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 25X7MM AS:MEDTRONIC 9192507	VERTE STACK CRESCENT PEEK VBS 25X7MM AS:MEDTRONIC 9192507	用以幫助脊椎手術的矯正及固定。此系統僅適用於single及two-level的胸椎及腰椎前方脊椎。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	克里森椎體填充器組件可嵌入各式構造，並可依據個案的不同重量身訂做。克里森椎體填充器由聚醚酮(PEEK-OPTIMALTI)製成加上鉬或鈦標記。克里森必須與前方及/或後方脊椎器械使用，以增加其穩定性。	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，放入椎間盤後，還能有更多的接觸面積成家融合率與穩定度。	70000	FBZ020102001	"""美敦力""克里森椎體填充器不適用於頸部及後方手術植入.以下狀況也不適合使用本器材:(1)嚴重的骨骼溶蝕(2)軟骨症(3)嚴重的骨質疏鬆症"
371	多孔鉭金屬亞帝斯錐間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 30X9X13MM AS:ZIMMER 06-701-03131	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 30X9X13MM AS:ZIMMER 06-701-03131	專利獨家稀有鉭金屬開孔技術，唯一最接近人體海棉骨與最相近人體骨骼硬度之植入物	可能發生相關併發症包括:需要治療的血腫、捐贈部位持續疼痛、傷口感染。	"1.生物相容性最高的金屬　2.開孔率７０～８０％ 3.摩擦係數０．８８提供術後初期穩定性　4.骨融合率高　5.硬度接近人體骨．降低下沉問題　6.術後恢復快,有機會２－１５個月回復正常生活"	"健保品1.摩擦係數偏低 2.開孔率０　3.硬度較硬,下沉機率較高　4.術後回復較長,約3~18個月"	110000	FBZ024624001	禁忌症如：(1)有活躍性全身感染/疾病者(2)嚴重骨質疏鬆或骨密度不足者(15)需長期使用非類固醇抗發炎藥物或類固醇劑的全身性疾病。
372	多孔鉭金屬亞帝斯錐間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 30X9X14MM AS:ZIMMER 06-701-03141	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 30X9X14MM AS:ZIMMER 06-701-03141	專利獨家稀有鉭金屬開孔技術，唯一最接近人體海棉骨與最相近人體骨骼硬度之植入物	可能發生相關併發症包括:需要治療的血腫、捐贈部位持續疼痛、傷口感染。	"1.生物相容性最高的金屬　2.開孔率７０～８０％ 3.摩擦係數０．８８提供術後初期穩定性　4.骨融合率高　5.硬度接近人體骨．降低下沉問題　6.術後恢復快,有機會２－１６個月回復正常生活"	"健保品1.摩擦係數偏低 2.開孔率０　3.硬度較硬,下沉機率較高　4.術後回復較長,約3~19個月"	110000	FBZ024624001	禁忌症如：(1)有活躍性全身感染/疾病者(2)嚴重骨質疏鬆或骨密度不足者(16)需長期使用非類固醇抗發炎藥物或類固醇劑的全身性疾病。
373	多孔鉭金屬亞帝斯錐間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 30X9X16MM AS:ZIMMER 06-701-03161	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 30X9X16MM AS:ZIMMER 06-701-03161	專利獨家稀有鉭金屬開孔技術，唯一最接近人體海棉骨與最相近人體骨骼硬度之植入物	可能發生相關併發症包括:需要治療的血腫、捐贈部位持續疼痛、傷口感染。	"1.生物相容性最高的金屬　2.開孔率７０～８０％ 3.摩擦係數０．８８提供術後初期穩定性　4.骨融合率高　5.硬度接近人體骨．降低下沉問題　6.術後恢復快,有機會２－１７個月回復正常生活"	"健保品1.摩擦係數偏低 2.開孔率０　3.硬度較硬,下沉機率較高　4.術後回復較長,約3~20個月"	110000	FBZ024624001	禁忌症如：(1)有活躍性全身感染/疾病者(2)嚴重骨質疏鬆或骨密度不足者(17)需長期使用非類固醇抗發炎藥物或類固醇劑的全身性疾病。
374	多孔鉭金屬亞帝斯錐間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 30X9X12MM AS:ZIMMER 06-701-03121	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 30X9X12MM AS:ZIMMER 06-701-03121	專利獨家稀有鉭金屬開孔技術，唯一最接近人體海棉骨與最相近人體骨骼硬度之植入物	可能發生相關併發症包括:需要治療的血腫、捐贈部位持續疼痛、傷口感染。	"1.生物相容性最高的金屬　2.開孔率７０～８０％ 3.摩擦係數０．８８提供術後初期穩定性　4.骨融合率高　5.硬度接近人體骨．降低下沉問題　6.術後恢復快,有機會２－１４個月回復正常生活"	"健保品1.摩擦係數偏低 2.開孔率０　3.硬度較硬,下沉機率較高　4.術後回復較長,約3~17個月"	110000	FBZ024624001	禁忌症如：(1)有活躍性全身感染/疾病者(2)嚴重骨質疏鬆或骨密度不足者(14)需長期使用非類固醇抗發炎藥物或類固醇劑的全身性疾病。
375	多孔鉭金屬亞帝斯錐間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 30X9X8MM AS:ZIMMER 06-701-03081	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 30X9X8MM AS:ZIMMER 06-701-03081	專利獨家稀有鉭金屬開孔技術，唯一最接近人體海棉骨與最相近人體骨骼硬度之植入物	可能發生相關併發症包括:需要治療的血腫、捐贈部位持續疼痛、傷口感染。	"1.生物相容性最高的金屬　2.開孔率７０～８０％ 3.摩擦係數０．８８提供術後初期穩定性　4.骨融合率高　5.硬度接近人體骨．降低下沉問題　6.術後恢復快,有機會２－１０個月回復正常生活"	"健保品1.摩擦係數偏低 2.開孔率０　3.硬度較硬,下沉機率較高　4.術後回復較長,約3~13個月"	110000	FBZ024624001	禁忌症如：(1)有活躍性全身感染/疾病者(2)嚴重骨質疏鬆或骨密度不足者(10)需長期使用非類固醇抗發炎藥物或類固醇劑的全身性疾病。
376	多孔鉭金屬亞帝斯錐間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 30X9X9MM AS:ZIMMER 06-701-03091	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 30X9X9MM AS:ZIMMER 06-701-03091	專利獨家稀有鉭金屬開孔技術，唯一最接近人體海棉骨與最相近人體骨骼硬度之植入物	可能發生相關併發症包括:需要治療的血腫、捐贈部位持續疼痛、傷口感染。	"1.生物相容性最高的金屬　2.開孔率７０～８０％ 3.摩擦係數０．８８提供術後初期穩定性　4.骨融合率高　5.硬度接近人體骨．降低下沉問題　6.術後恢復快,有機會２－１１個月回復正常生活"	"健保品1.摩擦係數偏低 2.開孔率０　3.硬度較硬,下沉機率較高　4.術後回復較長,約3~14個月"	110000	FBZ024624001	禁忌症如：(1)有活躍性全身感染/疾病者(2)嚴重骨質疏鬆或骨密度不足者(11)需長期使用非類固醇抗發炎藥物或類固醇劑的全身性疾病。
377	多孔鉭金屬亞帝斯錐間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 30X9X10MM AS:ZIMMER 06-701-03101	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 30X9X10MM AS:ZIMMER 06-701-03101	專利獨家稀有鉭金屬開孔技術，唯一最接近人體海棉骨與最相近人體骨骼硬度之植入物	可能發生相關併發症包括:需要治療的血腫、捐贈部位持續疼痛、傷口感染。	"1.生物相容性最高的金屬　2.開孔率７０～８０％ 3.摩擦係數０．８８提供術後初期穩定性　4.骨融合率高　5.硬度接近人體骨．降低下沉問題　6.術後恢復快,有機會２－１２個月回復正常生活"	"健保品1.摩擦係數偏低 2.開孔率０　3.硬度較硬,下沉機率較高　4.術後回復較長,約3~15個月"	110000	FBZ024624001	禁忌症如：(1)有活躍性全身感染/疾病者(2)嚴重骨質疏鬆或骨密度不足者(12)需長期使用非類固醇抗發炎藥物或類固醇劑的全身性疾病。
378	多孔鉭金屬亞帝斯錐間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 30X9X11MM AS:ZIMMER 06-701-03111	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 30X9X11MM AS:ZIMMER 06-701-03111	專利獨家稀有鉭金屬開孔技術，唯一最接近人體海棉骨與最相近人體骨骼硬度之植入物	可能發生相關併發症包括:需要治療的血腫、捐贈部位持續疼痛、傷口感染。	"1.生物相容性最高的金屬　2.開孔率７０～８０％ 3.摩擦係數０．８８提供術後初期穩定性　4.骨融合率高　5.硬度接近人體骨．降低下沉問題　6.術後恢復快,有機會２－１３個月回復正常生活"	"健保品1.摩擦係數偏低 2.開孔率０　3.硬度較硬,下沉機率較高　4.術後回復較長,約3~16個月"	110000	FBZ024624001	禁忌症如：(1)有活躍性全身感染/疾病者(2)嚴重骨質疏鬆或骨密度不足者(13)需長期使用非類固醇抗發炎藥物或類固醇劑的全身性疾病。
379	多孔鉭金屬亞帝斯錐間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 26X9X13MM AS:ZIMMER 06-701-02131	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 26X9X13MM AS:ZIMMER 06-701-02131	專利獨家稀有鉭金屬開孔技術，唯一最接近人體海棉骨與最相近人體骨骼硬度之植入物	可能發生相關併發症包括:需要治療的血腫、捐贈部位持續疼痛、傷口感染。	"1.生物相容性最高的金屬　2.開孔率７０～８０％ 3.摩擦係數０．８８提供術後初期穩定性　4.骨融合率高　5.硬度接近人體骨．降低下沉問題　6.術後恢復快,有機會２－７個月回復正常生活"	"健保品1.摩擦係數偏低 2.開孔率０　3.硬度較硬,下沉機率較高　4.術後回復較長,約3~10個月"	110000	FBZ024624001	禁忌症如：(1)有活躍性全身感染/疾病者(2)嚴重骨質疏鬆或骨密度不足者(7)需長期使用非類固醇抗發炎藥物或類固醇劑的全身性疾病。
380	多孔鉭金屬亞帝斯錐間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 26X9X14MM AS:ZIMMER 06-701-02141	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 26X9X14MM AS:ZIMMER 06-701-02141	專利獨家稀有鉭金屬開孔技術，唯一最接近人體海棉骨與最相近人體骨骼硬度之植入物	可能發生相關併發症包括:需要治療的血腫、捐贈部位持續疼痛、傷口感染。	"1.生物相容性最高的金屬　2.開孔率７０～８０％ 3.摩擦係數０．８８提供術後初期穩定性　4.骨融合率高　5.硬度接近人體骨．降低下沉問題　6.術後恢復快,有機會２－８個月回復正常生活"	"健保品1.摩擦係數偏低 2.開孔率０　3.硬度較硬,下沉機率較高　4.術後回復較長,約3~11個月"	110000	FBZ024624001	禁忌症如：(1)有活躍性全身感染/疾病者(2)嚴重骨質疏鬆或骨密度不足者(8)需長期使用非類固醇抗發炎藥物或類固醇劑的全身性疾病。

381	多孔鉭金屬亞帝斯錐間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 26X9X16MM AS:ZIMMER 06-701-02161	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 26X9X16MM AS:ZIMMER 06-701-02161	專利獨家稀有鉭金屬開孔技術，唯一最接近人體海棉骨與最相近人體骨骼硬度之植入物	可能發生相關併發症包括:需要治療的血腫、捐贈部位持續疼痛、傷口感染。	"1.生物相容性最高的金屬　2.開孔率７０～８０％ 3.摩擦係數０．８８提供術後初期穩定性　4.骨融合率高　5.硬度接近人體骨，降低下沉問題　6.術後恢復快,有機會２－９個月回復正常生活"	"健保品1.摩擦係數偏低 2.開孔率０　3.硬度較硬,下沉機率較高　4.術後回復較長,約3~12個月"	110000	FBZ024624001	禁忌症如：(1)有活躍性全身感染/疾病者(2)嚴重骨質疏鬆或骨密度不足者(9)需長期使用非類固醇抗發炎藥物或類固醇劑的全身性疾病。
382	多孔鉭金屬亞帝斯錐間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 26X9X12MM AS:ZIMMER 06-701-02121	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 26X9X12MM AS:ZIMMER 06-701-02121	專利獨家稀有鉭金屬開孔技術，唯一最接近人體海棉骨與最相近人體骨骼硬度之植入物	可能發生相關併發症包括:需要治療的血腫、捐贈部位持續疼痛、傷口感染。	"1.生物相容性最高的金屬　2.開孔率７０～８０％ 3.摩擦係數０．８８提供術後初期穩定性　4.骨融合率高　5.硬度接近人體骨，降低下沉問題　6.術後恢復快,有機會２－６個月回復正常生活"	"健保品1.摩擦係數偏低 2.開孔率０　3.硬度較硬,下沉機率較高　4.術後回復較長,約3~9個月"	110000	FBZ024624001	禁忌症如：(1)有活躍性全身感染/疾病者(2)嚴重骨質疏鬆或骨密度不足者(6)需長期使用非類固醇抗發炎藥物或類固醇劑的全身性疾病。
383	多孔鉭金屬亞帝斯錐間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 26X9X9MM AS:ZIMMER 06-701-02091	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 26X9X9MM AS:ZIMMER 06-701-02091	專利獨家稀有鉭金屬開孔技術，唯一最接近人體海棉骨與最相近人體骨骼硬度之植入物	可能發生相關併發症包括:需要治療的血腫、捐贈部位持續疼痛、傷口感染。	"1.生物相容性最高的金屬　2.開孔率７０～８０％ 3.摩擦係數０．８８提供術後初期穩定性　4.骨融合率高　5.硬度接近人體骨，降低下沉問題　6.術後恢復快,有機會２－３個月回復正常生活"	"健保品1.摩擦係數偏低 2.開孔率０　3.硬度較硬,下沉機率較高　4.術後回復較長,約3~6個月"	110000	FBZ024624001	禁忌症如：(1)有活躍性全身感染/疾病者(2)嚴重骨質疏鬆或骨密度不足者(3)需長期使用非類固醇抗發炎藥物或類固醇劑的全身性疾病。
384	多孔鉭金屬亞帝斯錐間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 26X9X10MM AS:ZIMMER 06-701-02101	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 26X9X10MM AS:ZIMMER 06-701-02101	專利獨家稀有鉭金屬開孔技術，唯一最接近人體海棉骨與最相近人體骨骼硬度之植入物	可能發生相關併發症包括:需要治療的血腫、捐贈部位持續疼痛、傷口感染。	"1.生物相容性最高的金屬　2.開孔率７０～８０％ 3.摩擦係數０．８８提供術後初期穩定性　4.骨融合率高　5.硬度接近人體骨，降低下沉問題　6.術後恢復快,有機會２－４個月回復正常生活"	"健保品1.摩擦係數偏低 2.開孔率０　3.硬度較硬,下沉機率較高　4.術後回復較長,約3~7個月"	110000	FBZ024624001	禁忌症如：(1)有活躍性全身感染/疾病者(2)嚴重骨質疏鬆或骨密度不足者(4)需長期使用非類固醇抗發炎藥物或類固醇劑的全身性疾病。
385	多孔鉭金屬亞帝斯錐間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 26X9X8MM AS:ZIMMER 06-701-02081	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 26X9X8MM AS:ZIMMER 06-701-02081	專利獨家稀有鉭金屬開孔技術，唯一最接近人體海棉骨與最相近人體骨骼硬度之植入物	可能發生相關併發症包括:需要治療的血腫、捐贈部位持續疼痛、傷口感染。	"1.生物相容性最高的金屬　2.開孔率７０～８０％ 3.摩擦係數０．８８提供術後初期穩定性　4.骨融合率高　5.硬度接近人體骨，降低下沉問題　6.術後恢復快,有機會２－３個月回復正常生活"	"健保品1.摩擦係數偏低 2.開孔率０　3.硬度較硬,下沉機率較高　4.術後回復較長,約3~6個月"	110000	FBZ024624001	禁忌症如：(1)有活躍性全身感染/疾病者(2)嚴重骨質疏鬆或骨密度不足者(3)需長期使用非類固醇抗發炎藥物或類固醇劑的全身性疾病。
386	多孔鉭金屬亞帝斯錐間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 26X9X11MM AS:ZIMMER 06-701-02111	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM 26X9X11MM AS:ZIMMER 06-701-02111	專利獨家稀有鉭金屬開孔技術，唯一最接近人體海棉骨與最相近人體骨骼硬度之植入物	可能發生相關併發症包括:需要治療的血腫、捐贈部位持續疼痛、傷口感染。	"1.生物相容性最高的金屬　2.開孔率７０～８０％ 3.摩擦係數０．８８提供術後初期穩定性　4.骨融合率高　5.硬度接近人體骨，降低下沉問題　6.術後恢復快,有機會２－５個月回復正常生活"	"健保品1.摩擦係數偏低 2.開孔率０　3.硬度較硬,下沉機率較高　4.術後回復較長,約3~8個月"	110000	FBZ024624001	禁忌症如：(1)有活躍性全身感染/疾病者(2)嚴重骨質疏鬆或骨密度不足者(5)需長期使用非類固醇抗發炎藥物或類固醇劑的全身性疾病。
387	柯法主動脈瓣膜系統 CORE VALVE SYSTEM 31MM 26-29MM 49MM AS:MEDTRONIC MCS-P3-31-AOA	CORE VALVE SYSTEM 31MM 26-29MM 49MM AS:MEDTRONIC MCS-P3-31-AOA	適用高危險群主動脈狹窄病患，取代傳統開心手術，屬於自費品項。利用導管方式來置換原來主動脈心臟瓣膜，因而無需進行開心手術，亦無需手術取出功能不全的原生瓣膜或是人工瓣膜。	副作用包括 :死亡，重大或輕度出血，中風、心因性休克、心包填塞、心律不整、緊急經皮冠狀動脈介入治療，緊急開心手術、人工瓣膜異常、血栓栓塞、永久性殘障二尖瓣逆流腎功能不全或是腎衰竭等。	適用高危險群主動脈狹窄病患，取代傳統開心手術，屬於自費品項。利用導管方式來置換原來主動脈心臟瓣膜，因而無需進行開心手術，亦無需手術取出功能不全的原生瓣膜或是人工瓣膜。	傷口較小、住院天數較少，相對於傳統開刀危險性較低、復原快。	1070000	FHZ027983001	適用於罹患有症狀的原生主動脈瓣狹窄而需置換瓣膜的病患，且該病患股動脈或鎖骨下動脈 / 腋動脈之進入血管直徑?6 mm，或升主動脈（直接自主動脈置入時）進入部位自基底平面?60 mm。
388	柯法主動脈瓣膜系統 CORE VALVE SYSTEM 29MM 23-27MM 50MM AS:MEDTRONIC MCS-P3-29-AOA	CORE VALVE SYSTEM 29MM 23-27MM 50MM AS:MEDTRONIC MCS-P3-29-AOA	適用高危險群主動脈狹窄病患，取代傳統開心手術，屬於自費品項。利用導管方式來置換原來主動脈心臟瓣膜，因而無需進行開心手術，亦無需手術取出功能不全的原生瓣膜或是人工瓣膜。	副作用包括 :死亡，重大或輕度出血，中風、心因性休克、心包填塞、心律不整、緊急經皮冠狀動脈介入治療，緊急開心手術、人工瓣膜異常、血栓栓塞、永久性殘障二尖瓣逆流腎功能不全或是腎衰竭等。	適用高危險群主動脈狹窄病患，取代傳統開心手術，屬於自費品項。利用導管方式來置換原來主動脈心臟瓣膜，因而無需進行開心手術，亦無需手術取出功能不全的原生瓣膜或是人工瓣膜。	傷口較小、住院天數較少，相對於傳統開刀危險性較低、復原快。	1070000	FHZ027983001	適用於罹患有症狀的原生主動脈瓣狹窄而需置換瓣膜的病患，且該病患股動脈或鎖骨下動脈 / 腋動脈之進入血管直徑?6 mm，或升主動脈（直接自主動脈置入時）進入部位自基底平面?60 mm。
389	柯法主動脈瓣膜系統 CORE VALVE SYSTEM 23MM 18-20MM 45MM AS:MEDTRONIC MCS-P4-23-AOA	CORE VALVE SYSTEM 23MM 18-20MM 45MM AS:MEDTRONIC MCS-P4-23-AOA	適用高危險群主動脈狹窄病患，取代傳統開心手術，屬於自費品項。利用導管方式來置換原來主動脈心臟瓣膜，因而無需進行開心手術，亦無需手術取出功能不全的原生瓣膜或是人工瓣膜。	副作用包括 :死亡，重大或輕度出血，中風、心因性休克、心包填塞、心律不整、緊急經皮冠狀動脈介入治療，緊急開心手術、人工瓣膜異常、血栓栓塞、永久性殘障二尖瓣逆流腎功能不全或是腎衰竭等。	適用高危險群主動脈狹窄病患，取代傳統開心手術，屬於自費品項。利用導管方式來置換原來主動脈心臟瓣膜，因而無需進行開心手術，亦無需手術取出功能不全的原生瓣膜或是人工瓣膜。	傷口較小、住院天數較少，相對於傳統開刀危險性較低、復原快。	1070000	FHZ027983001	適用於罹患有症狀的原生主動脈瓣狹窄而需置換瓣膜的病患，且該病患股動脈或鎖骨下動脈 / 腋動脈之進入血管直徑?6 mm，或升主動脈（直接自主動脈置入時）進入部位自基底平面?60 mm。
390	角膜轉介器 CORONET TAN ENDOGLIDE AS:NETWORK 51-820	CORONET TAN ENDOGLIDE AS:NETWORK 51-820	"因健保給付的品項為一般器械,有較高的機率使角膜內皮細胞受損,此為專用特殊設計,可提高手術後成功率,但目前尚未納入健保."	目前無已知的副作用	(1)可用於角膜厚度130-250 (2)內皮細胞損傷最小 (3)易操作 (4)醫師全程控制 (5)單次性使用	1.可保護角膜內皮細胞2.傷口小.復元快.3.提高手術成功率	11250	FAY009167001	1.依醫護人員指示使用2.勿二次使用
391	柯法主動脈瓣膜系統 CORE VALVE SYSTEM 26MM 20-23MM 52MM AS:MEDTRONIC MCS-P3-26-AOA	CORE VALVE SYSTEM 26MM 20-23MM 52MM AS:MEDTRONIC MCS-P3-26-AOA	適用高危險群主動脈狹窄病患，取代傳統開心手術，屬於自費品項。利用導管方式來置換原來主動脈心臟瓣膜，因而無需進行開心手術，亦無需手術取出功能不全的原生瓣膜或是人工瓣膜。	副作用包括 :死亡，重大或輕度出血，中風、心因性休克、心包填塞、心律不整、緊急經皮冠狀動脈介入治療，緊急開心手術、人工瓣膜異常、血栓栓塞、永久性殘障二尖瓣逆流腎功能不全或是腎衰竭等。	適用高危險群主動脈狹窄病患，取代傳統開心手術，屬於自費品項。利用導管方式來置換原來主動脈心臟瓣膜，因而無需進行開心手術，亦無需手術取出功能不全的原生瓣膜或是人工瓣膜。	傷口較小、住院天數較少，相對於傳統開刀危險性較低、復原快。	1070000	FHZ027983001	適用於罹患有症狀的原生主動脈瓣狹窄而需置換瓣膜的病患，且該病患股動脈或鎖骨下動脈 / 腋動脈之進入血管直徑?6 mm，或升主動脈（直接自主動脈置入時）進入部位自基底平面?60 mm。
392	賽恩司 脊椎動態穩定連接系統 雙頭連接桿 Φ5.5 L:82MM AS:SCIENT'X 12TG2S-55-82	ISOBAR DOUBLE SYSTEMS SEMI-RIGID ROD Φ5.5 L:82MM AS:SCIENT'X 12TG2S-55-82	本產品針對脊椎節段提供一個附加物以幫助骨穩定，適用於以下腰或?骨椎慢性不穩定（原發性或醫源性）的患者，幫助穩固脊椎節段以作為一種輔助融合的方法。	無	本產品針對脊椎節段提供一個附加物以幫助骨穩定，適用於以下腰或?骨椎慢性不穩定（原發性或醫源性）的患者，幫助穩固脊椎節段以作為一種輔助融合的方法。	無	74800	FBZ023620001	無
393	彼娜波系統(顱內血栓去除術導管再灌流導管) PENUMBRA SYSTEM REPERFUSION CATHETER 5MAX ACE 132CM AS:PENUMBRA 5MAXACE132	PENUMBRA SYSTEM REPERFUSION CATHETER 5MAX ACE 132CM AS:PENUMBRA 5MAXACE132	患有顱內大血管閉塞性疾病(內頸動脈、中動脈-M1和M2段、腦底部和椎動脈內)，並且在疾病發作後8小時內繼發急性缺血性腦中風。	無已知副作用	患有顱內大血管閉塞性疾病(內頸動脈、中動脈-M1和M2段、腦底部和椎動脈內)，並且在疾病發作後8小時內繼發急性缺血性腦中風。	無。	93722	CMB02ACE13UF	需有專科執照醫師使用
394	拜爾迪賽瑟集喜司4層支撐物 BIODESIGN SURGISIS 4-LAYER TISSUE GRAFT 4X7CM AS:COOK C-SLH-4S-4X7	BIODESIGN SURGISIS 4-LAYER TISSUE GRAFT 4X7CM AS:COOK C-SLH-4S-4X7	1.組織可完整再生並具有長期強度2.不易沾黏3.可使用於感染病人 4.減少術後疼痛	無	1.減少組織莢膜攣縮 2.減少術後疼痛3.更自然對稱的外觀重建效果4.減少術後併發症的發生	無	17800	FSZ018591001	產品以豬來源做原料，不得用在對豬來源材質過敏的患者
395	拜爾迪賽瑟集喜司4層支撐物 BIODESIGN SURGISIS 4-LAYER TISSUE GRAFT 7X10CM AS:COOK C-SLH-4S-7X10	BIODESIGN SURGISIS 4-LAYER TISSUE GRAFT 7X10CM AS:COOK C-SLH-4S-7X10	1.組織可完整再生並具有長期強度2.不易沾黏3.可使用於感染病人 5.減少術後疼痛	無	1.減少組織莢膜攣縮 2.減少術後疼痛3.更自然對稱的外觀重建效果5.減少術後併發症的發生	無	18500	FSZ018591002	產品以豬來源做原料，不得用在對豬來源材質過敏的患者
396	拜爾迪賽瑟集喜司4層支撐物 BIODESIGN SURGISIS 4-LAYER TISSUE GRAFT 7X20CM AS:COOK C-SLH-4S-7X20	BIODESIGN SURGISIS 4-LAYER TISSUE GRAFT 7X20CM AS:COOK C-SLH-4S-7X20	1.組織可完整再生並具有長期強度2.不易沾黏3.可使用於感染病人 6.減少術後疼痛	無	1.減少組織莢膜攣縮 2.減少術後疼痛3.更自然對稱的外觀重建效果6.減少術後併發症的發生	無	29300	FSZ018591003	產品以豬來源做原料，不得用在對豬來源材質過敏的患者
397	凱豐球囊椎體成形術套組 KYPHOPAK TRAY AS:MEDTRONIC KPT1502	KYPHOPAK TRAY AS:MEDTRONIC KPT1502	適用於以下原因所引起的椎體壓縮性骨折：?原發性骨質疏鬆?繼發性骨質疏鬆?骨轉移瘤?多發性轉移瘤?創傷。	使用此裝置可能引發不良事件包括：?神經傷害，包括會導致神經根病變、輕癱或癱瘓脊髓或神經根穿刺。?血栓或其他物質會導致症狀性肺栓塞或其他臨床後遺症。?血胸或氣胸。?深層或表淺的傷口感染。?意外形成穿刺傷口，包括血管穿刺與硬膜撕裂?流血或出血。?血腫。?疼痛。	適用於以下原因所引起的椎體壓縮性骨折：?原發性骨質疏鬆?繼發性骨質疏鬆?骨轉移瘤?多發性轉移瘤?創傷。	此產品無相同性質健保品項	75000	FBZ022346001	無
398	骨質填充物 注射型 BONE VOID FILLER 5CC INJECT FORMULA AS:OSTEOMED 390-0005	BONE VOID FILLER 5CC INJECT FORMULA AS:OSTEOMED 390-0005	本品適用於填補骨骼系統之空隙及裂縫(如：四肢)，這些骨缺損可能起因於外科手術或是創傷所產生的。本品僅適於骨頭空隙或間縫，以非體內物質來達到固定骨骼的結構，此一填充物在癒合期間會漸被骨頭所取代。	無	本品為無菌包裝，內含磷酸鈣粉劑、矽酸鈉液劑、混合後4分鐘能適當地開始凝固。整個產品在植入後的24~72小時持續固化，以達到最大強度。機械強度可達50~56Mpa ，大於海綿質骨，可提供有效立即支撐。可鎖進骨釘骨板輔助固定患部	人工代用骨無機械強度，無法提供任何支撐，無法鎖進骨釘骨板輔助固定患部	60000	FBZ020313002	若有下述任何情況，請勿使用本品：1.任何已感染或潛在性感染部位。2. 所欲植入部位的骨頭不具生長力。4. 骨骼尚未達到完全成熟的患者。
399	彎曲內耳圓銼鑽石型鑽頭 直徑0.6MM CURVED COCHLEOSTOMY BURS 0.6MM ROUND FLUTED DIAMOND AS:MEDTRONIC 31180698E	CURVED COCHLEOSTOMY BURS 0.6MM ROUND FLUTED DIAMOND AS:MEDTRONIC 31180698E	適用於耳科研磨手術如人工電子耳及膽脂瘤等等	無	"1.提供無菌包裝。2.彎型耳鑽獨特性的20度彎鑽讓手術部位增加了能見度，在微創手術中並能減少手術中的合併症。3.速度高達使用80,000 RPM·"	無特殊彎度的耳鑽於內耳手術時易擋住手術部位的視野，若沒有彎型耳鑽易傷及顏面神經。	13800	FEX004229001	注意轉速的使用

400	骨質填充物 注射型 BONE VOID FILLER 3CC INJECT FORMULA AS:OSTEOMED 390-0003	BONE VOID FILLER 3CC INJECT FORMULA AS:OSTEOMED 390-0003	本品適用於填補骨骼系統之空隙及裂縫(如：四肢)，這些骨缺損可能起因於外科手術或是創傷所產生的。本品僅適於骨頭空隙或間縫，以非體內物質來達到固定骨骼的結構，此一填充物在癒合期間會漸被骨頭所取代。	無	本品為無菌包裝，內含磷酸鈣粉劑、矽酸鈉液劑、混合後4分鐘能適當地開始凝固。整個產品在植入後的24~72小時持續固化，以達到最大強度。機械強度可達50~55Mpa，大於海綿質骨，可提供有效立即支撐。可鎖進骨釘骨板輔助固定患部	人工代用骨無機械強度，無法提供任何支撐，無法鎖進骨釘骨板輔助固定患部	45000	FBZ020313001	若有下述任何情況，請勿使用本品：1.任何已感染或潛在性感染部位。2.所欲植入部位的骨頭不具生長力。3.骨骼尚未達到完全成熟的患者。
401	彎曲內耳圓鑽切割型鑽頭 直徑1.5MM CURVED COCHLEOSTOMY BURS 1.5MM ROUND FLUTED CUTTING AS:MEDTRONIC 31151598E	CURVED COCHLEOSTOMY BURS 1.5MM ROUND FLUTED CUTTING AS:MEDTRONIC 31151598E	適用於耳科研磨手術如人工電子耳及膽脂瘤等等	無	"1.提供無菌包裝。2.彎型耳鑽獨特性的20度彎鑽讓手術部位增加了能見度，在微創手術中並能減少手術中的合併症。3.速度高達使用80,000 RPM."	無特殊彎度的耳鑽於內耳手術時易攪住手術部位的視野，若沒有彎型耳鑽易傷及顏面神經。	13800	FEX004229001	注意轉速的使用
402	彎曲內耳圓鑽鑽石型鑽頭 直徑0.5MM CURVED COCHLEOSTOMY BURS 0.5MM ROUND FLUTED DIAMOND AS:MEDTRONIC 31180598E	CURVED COCHLEOSTOMY BURS 0.5MM ROUND FLUTED DIAMOND AS:MEDTRONIC 31180598E	適用於耳科研磨手術如人工電子耳及膽脂瘤等等	無	"1.提供無菌包裝。2.彎型耳鑽獨特性的20度彎鑽讓手術部位增加了能見度，在微創手術中並能減少手術中的合併症。3.速度高達使用80,000 RPM."	無特殊彎度的耳鑽於內耳手術時易攪住手術部位的視野，若沒有彎型耳鑽易傷及顏面神經。	13800	FEX004229001	注意轉速的使用
403	彎曲內耳圓鑽鑽石型鑽頭 直徑1.0MM CURVED COCHLEOSTOMY BURS 1.0MM ROUND FLUTED DIAMOND AS:MEDTRONIC 31181098E	CURVED COCHLEOSTOMY BURS 1.0MM ROUND FLUTED DIAMOND AS:MEDTRONIC 31181098E	適用於耳科研磨手術如人工電子耳及膽脂瘤等等	無	"1.提供無菌包裝。2.彎型耳鑽獨特性的20度彎鑽讓手術部位增加了能見度，在微創手術中並能減少手術中的合併症。3.速度高達使用80,000 RPM."	無特殊彎度的耳鑽於內耳手術時易攪住手術部位的視野，若沒有彎型耳鑽易傷及顏面神經。	13800	FEX004229001	注意轉速的使用
404	彎曲內耳圓鑽鑽石型鑽頭 直徑1.5MM CURVED COCHLEOSTOMY BURS 1.5MM ROUND FLUTED DIAMOND AS:MEDTRONIC 31181598E	CURVED COCHLEOSTOMY BURS 1.5MM ROUND FLUTED DIAMOND AS:MEDTRONIC 31181598E	適用於耳科研磨手術如人工電子耳及膽脂瘤等等	無	"1.提供無菌包裝。2.彎型耳鑽獨特性的20度彎鑽讓手術部位增加了能見度，在微創手術中並能減少手術中的合併症。3.速度高達使用80,000 RPM."	無特殊彎度的耳鑽於內耳手術時易攪住手術部位的視野，若沒有彎型耳鑽易傷及顏面神經。	13800	FEX004229001	注意轉速的使用
405	彎曲內耳圓鑽切割型鑽頭 直徑1.0MM CURVED COCHLEOSTOMY BURS 1.0MM ROUND FLUTED CUTTING AS:MEDTRONIC 31151098E	CURVED COCHLEOSTOMY BURS 1.0MM ROUND FLUTED CUTTING AS:MEDTRONIC 31151098E	適用於耳科研磨手術如人工電子耳及膽脂瘤等等	無	"1.提供無菌包裝。2.彎型耳鑽獨特性的20度彎鑽讓手術部位增加了能見度，在微創手術中並能減少手術中的合併症。3.速度高達使用80,000 RPM."	無特殊彎度的耳鑽於內耳手術時易攪住手術部位的視野，若沒有彎型耳鑽易傷及顏面神經。	13800	FEX004229001	注意轉速的使用
406	守護者左心耳閉合系統 30MM 12FR 75.5CM AS:BOSTON SCIENTIFIC WS-3006	WATCHMAN LEFT ATRIAL APPENDAGE CLOSURE SYSTEM 30MM 12FR 75.5CM AS:BOSTON SCIENTIFIC WS-3006	適用於預防左心耳(LAA)出現栓塞，因而可預防非瓣膜性心房纖維顫動病患出現缺血性腦中風及全身性血栓栓塞。	無	本器材的設計為植入左心耳(LAA)開口(出口)或稍遠一些的永久性植入物，在可能形成之栓塞離開左心耳(LAA)前，將其攔截。可在導管實驗室環境下，進行局部或全身麻醉，完成置放程序。	無	210000	CMC01WSLAASB	無
407	守護者左心耳閉合系統 27MM 12FR 75.5CM AS:BOSTON SCIENTIFIC WS-2706	WATCHMAN LEFT ATRIAL APPENDAGE CLOSURE SYSTEM 27MM 12FR 75.5CM AS:BOSTON SCIENTIFIC WS-2706	適用於預防左心耳(LAA)出現栓塞，因而可預防非瓣膜性心房纖維顫動病患出現缺血性腦中風及全身性血栓栓塞。	無	本器材的設計為植入左心耳(LAA)開口(出口)或稍遠一些的永久性植入物，在可能形成之栓塞離開左心耳(LAA)前，將其攔截。可在導管實驗室環境下，進行局部或全身麻醉，完成置放程序。	無	210000	CMC01WSLAASB	無
408	守護者左心耳閉合系統 24MM 12FR 75.5CM AS:BOSTON SCIENTIFIC WS-2406	WATCHMAN LEFT ATRIAL APPENDAGE CLOSURE SYSTEM 24MM 12FR 75.5CM AS:BOSTON SCIENTIFIC WS-2406	適用於預防左心耳(LAA)出現栓塞，因而可預防非瓣膜性心房纖維顫動病患出現缺血性腦中風及全身性血栓栓塞。	無	本器材的設計為植入左心耳(LAA)開口(出口)或稍遠一些的永久性植入物，在可能形成之栓塞離開左心耳(LAA)前，將其攔截。可在導管實驗室環境下，進行局部或全身麻醉，完成置放程序。	無	210000	CMC01WSLAASB	無
409	守護者左心耳閉合系統 21MM 12FR 75.5CM AS:BOSTON SCIENTIFIC WS-2106	WATCHMAN LEFT ATRIAL APPENDAGE CLOSURE SYSTEM 21MM 12FR 75.5CM AS:BOSTON SCIENTIFIC WS-2106	適用於預防左心耳(LAA)出現栓塞，因而可預防非瓣膜性心房纖維顫動病患出現缺血性腦中風及全身性血栓栓塞。	無	本器材的設計為植入左心耳(LAA)開口(出口)或稍遠一些的永久性植入物，在可能形成之栓塞離開左心耳(LAA)前，將其攔截。可在導管實驗室環境下，進行局部或全身麻醉，完成置放程序。	無	210000	CMC01WSLAASB	無
410	帕普洛單側縫合錨釘 POPLOK KNOTLESS SUTURE ANCHOR 4.5MM AS:LINVATEC CKP-4500	POPLOK KNOTLESS SUTURE ANCHOR 4.5MM AS:LINVATEC CKP-4500	適用於肩關節旋轉袖韌帶撕裂修補用。	1.感染，包括深處與表面。2.過敏症、組織過敏/發炎以及對器材材質的其他反應。	本產品是採用PEEK材質製造而成，以單次使用、滅菌及預先裝配在拋棄式的起子上的形式提供。	健保產品為金屬材質，不為人體吸收，有骨隧道擴張之風險	17000	FBZ022251001	1.確保依據錨釘尺寸適當地選擇骨打孔器。2.當插入本產品時，避免從側邊插入。3.插入錨釘及鬆開起子時，須維持適當的直線。4.適當選擇和放置植體是成功使用本產品的重要考量因素。5.在到達適當的植入位置及縫線緊度之前，請勿壓下觸發器安裝本產品。
411	帕普洛雙側縫合錨釘 POPLOK ANCHOR W/TWO#2 HIFI SUTURE 4.5MM AS：LINVATEC CKP-4502	POPLOK ANCHOR W/TWO#2 HIFI SUTURE 4.5MM AS：LINVATEC CKP-4502	適用於肩關節旋轉袖韌帶撕裂修補用。	1.感染，包括深處與表面。2.過敏症、組織過敏/發炎以及對器材材質的其他反應。	本產品是採用PEEK材質製造而成，以單次使用、滅菌及預先裝配在拋棄式的起子上的形式提供。	健保產品為金屬材質，不為人體吸收，有骨隧道擴張之風險	17000	FBZ022251001	1.確保依據錨釘尺寸適當地選擇骨打孔器。2.當插入本產品時，避免從側邊插入。3.插入錨釘及鬆開起子時，須維持適當的直線。4.適當選擇和放置植體是成功使用本產品的重要考量因素。5.在到達適當的植入位置及縫線緊度之前，請勿壓下觸發器安裝本產品。
412	萬古慶大黴素骨水泥 VANCOGENX 40G WITH VANCOMYCIN+GENTAMICIN AS:TECRES 12A2520	VANCOGENX 40G WITH VANCOMYCIN+GENTAMICIN AS:TECRES 12A2520	用於將人工關節固定於骨骼組織上。	當使用任何廠牌骨水泥時，有極少數病患可能會發生心跳過慢、低血壓、循環性休克。	為低溫聚合作用之骨水泥，可隨時間推演逐漸釋放出萬古黴素及慶大黴素。	含抗生素，適用於高風險感染或已感染對萬古黴素或慶大黴素敏感的生物的病人。聚合溫度較低，較不易產生組織壞死。	22000	FBZ025957001	當病人有嚴重重症肌無力或是對慶大黴素、氨基糖?、萬古徹素、糖?過敏，或是對骨水泥的任何成分過敏時，要慎重考慮是否使用本骨水泥。2.孕期前三個月不應使用所有骨水泥製品，在其餘的妊娠期間，只有在危及生命的狀況下才能使用骨水泥。
413	雅士弗枕骨固定骨板 S4C OCCIPITAL PLATE LARGE 4 HOLES AS：AESCULAP SW205T	S4C OCCIPITAL PLATE LARGE 4 HOLES AS：AESCULAP SW205T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	14300	FBSFCSW200BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
414	超音波手術用黃金強力震擊頭 CUSA EXCEL 36KHZ SHEAR TIP CURVED AS:INTEGRA C4617S	CUSA EXCEL 36KHZ SHEAR TIP CURVED AS:INTEGRA C4617S	用途：超音波外科抽取系統配件係用外科手術程序中破碎、乳化與吸入之軟組織。包括手術有神經外科、腸胃手術、泌尿科手術、整形與重建手術、一般手術、矯型手術、婦科手術、胸腔手術、腹腔手術與胸廓成型術。	無	"切除軟組織腫瘤細胞及硬組織骨頭精確移除組織的儀器具有精準性 & 選擇性的手術安全保留纖維組織功能技術"	無	31200	TKY014509002	"黃金震擊頭為空心黃金合金管，用於接觸病人組織。當啟動時，刀頭以超聲頻率震動，將組織破碎。刀頭的每個側面均有一個專利的前吸引孔，他們有助于保持刀頭清晰可見，並使手術部位的視線更好。"
415	可拆除式皮膚縫合釘 REMOVABLE SKIN STAPLE 16CM AS:ZIPLINE PS1160	REMOVABLE SKIN STAPLE 16CM AS:ZIPLINE PS1160	1.使用此產品，比傳統縫線或縫合釘較，能降低感染風險。2.使用此產品，病人較沒有術後不舒適感，且手術傷口區的美觀效果較好。3.此產品對手術醫師在處理手術傷口時能用較短時間且較美觀效果完成。	無特殊副作用	為非侵入式手術傷口皮膚癒合裝置可用於手術切開時或切開後皮膚傷口之癒合，能將因手術而分開的皮膚接近並靠攏使其達到皮膚癒合的效果。	為拋棄式非侵入性手術傷口皮膚癒合裝置，具簡易操作性，提高手術效率，並減少傷口因皮膚縫合穿刺導致的感染機率。	6500	TSZ014425002	使用本產品時請依照所提供之操作及使用資訊使用。本產品為無菌包裝，不可重新滅菌，開封後不可重覆使用。1.不適用於已感染區域。2.對產品過敏患者嚴禁使用。3.不適用無法用手指合併傷口的高張力皮膚。

416	可拆除式皮膚縫合釘 REMOVABLE SKIN STAPLE 8CM AS:ZIPLINE PS2080	REMOVABLE SKIN STAPLE 8CM AS:ZIPLINE PS2080	1.使用此產品，比傳統縫線或縫合釘較，能降低感染風險。2.使用此產品，病人較沒有術後不舒適感，且手術傷口區的美觀效果較好。3.此產品對手術醫師在處理手術傷口時能用較短時間且較美觀效果完成。	無特殊副作用	為非侵入式手術傷口皮膚癒合裝置可用於手術切開時或切開後皮膚傷口之癒合，能將因手術而分開的皮膚接近並靠攏使其達到皮膚癒合的效果。	為拋棄式非侵入性手術傷口皮膚癒合裝置，具簡易操作性，提高手術效率，並減少傷口因皮膚縫合穿刺導致的感染機率。	5560	TSZ014425003	使用本產品時請依照所提供之操作及使用資訊使用。本產品為無菌包裝，不可重新滅菌，開封後不可重覆使用。1.不適用於已感染區域。2.對產品過敏患者嚴禁使用。3.不適用無法用手指合併傷口的高張力皮膚。
417	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C POLYAXIAL SCREW 4.0X10MM AS：AESCULAP SW182T	S4C POLYAXIAL SCREW 4.0X10MM AS：AESCULAP SW182T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
418	雅士弗枕骨固定骨板 S4C OCCIPITAL PLATE SMALL 4 HOLES AS：AESCULAP SW203T	S4C OCCIPITAL PLATE SMALL 4 HOLES AS：AESCULAP SW203T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	14300	FBSFCSW200BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
419	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C POLYAXIAL SCREW 4.0X30MM AS：AESCULAP SW181T	S4C POLYAXIAL SCREW 4.0X30MM AS：AESCULAP SW181T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
420	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C POLYAXIAL SCREW 4.0X24MM AS：AESCULAP SW178T	S4C POLYAXIAL SCREW 4.0X24MM AS：AESCULAP SW178T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
421	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C POLYAXIAL SCREW 4.0X28MM AS：AESCULAP SW180T	S4C POLYAXIAL SCREW 4.0X28MM AS：AESCULAP SW180T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
422	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C POLYAXIAL SCREW 4.0X22MM AS：AESCULAP SW177T	S4C POLYAXIAL SCREW 4.0X22MM AS：AESCULAP SW177T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
423	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C POLYAXIAL SCREW 4.0X16MM AS：AESCULAP SW174T	S4C POLYAXIAL SCREW 4.0X16MM AS：AESCULAP SW174T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
424	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C POLYAXIAL SCREW 4.0X20MM AS：AESCULAP SW176T	S4C POLYAXIAL SCREW 4.0X20MM AS：AESCULAP SW176T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
425	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C POLYAXIAL SCREW 4.0X14MM AS：AESCULAP SW173T	S4C POLYAXIAL SCREW 4.0X14MM AS：AESCULAP SW173T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
426	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C POLYAXIAL SCREW 3.5X28MM AS：AESCULAP SW170T	S4C POLYAXIAL SCREW 3.5X28MM AS：AESCULAP SW170T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者

427	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C POLYAXIAL SCREW 4.0X12MM AS：AESCULAP SW172T	S4C POLYAXIAL SCREW 4.0X12MM AS：AESCULAP SW172T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
428	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C POLYAXIAL SCREW 3.5X26MM AS：AESCULAP SW169T	S4C POLYAXIAL SCREW 3.5X26MM AS：AESCULAP SW169T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
429	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C POLYAXIAL SCREW 3.5X20MM AS：AESCULAP SW166T	S4C POLYAXIAL SCREW 3.5X20MM AS：AESCULAP SW166T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
430	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C POLYAXIAL SCREW 3.5X24MM AS：AESCULAP SW168T	S4C POLYAXIAL SCREW 3.5X24MM AS：AESCULAP SW168T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
431	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C POLYAXIAL SCREW 3.5X18MM AS：AESCULAP SW165T	S4C POLYAXIAL SCREW 3.5X18MM AS：AESCULAP SW165T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
432	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C POLYAXIAL SCREW 3.5X12MM AS：AESCULAP SW162T	S4C POLYAXIAL SCREW 3.5X12MM AS：AESCULAP SW162T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
433	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C POLYAXIAL SCREW 3.5X16MM AS：AESCULAP SW164T	S4C POLYAXIAL SCREW 3.5X16MM AS：AESCULAP SW164T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
434	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C POLYAXIAL SCREW 3.5X10MM AS：AESCULAP SW161T	S4C POLYAXIAL SCREW 3.5X10MM AS：AESCULAP SW161T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
435	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X46MM AS：AESCULAP SW159T	S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X46MM AS：AESCULAP SW159T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
436	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X48MM AS：AESCULAP SW160T	S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X48MM AS：AESCULAP SW160T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
437	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X42MM AS：AESCULAP SW157T	S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X42MM AS：AESCULAP SW157T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者

438	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X38MM AS：AESCULAP SW155T	S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X38MM AS：AESCULAP SW155T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
439	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X40MM AS：AESCULAP SW156T	S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X40MM AS：AESCULAP SW156T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
440	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X34MM AS：AESCULAP SW153T	S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X34MM AS：AESCULAP SW153T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
441	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X30MM AS：AESCULAP SW151T	S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X30MM AS：AESCULAP SW151T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
442	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X32MM AS：AESCULAP SW152T	S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X32MM AS：AESCULAP SW152T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
443	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X26MM AS：AESCULAP SW149T	S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X26MM AS：AESCULAP SW149T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
444	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X22MM AS：AESCULAP SW147T	S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X22MM AS：AESCULAP SW147T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
445	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X24MM AS：AESCULAP SW148T	S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X24MM AS：AESCULAP SW148T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
446	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X18MM AS：AESCULAP SW145T	S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X18MM AS：AESCULAP SW145T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
447	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X14MM AS：AESCULAP SW143T	S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X14MM AS：AESCULAP SW143T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
448	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X16MM AS：AESCULAP SW144T	S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X16MM AS：AESCULAP SW144T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者

449	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X10MM AS：AESCULAP SW141T	S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X10MM AS：AESCULAP SW141T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
450	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X54MM AS：AESCULAP SW123T	S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X54MM AS：AESCULAP SW123T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
451	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X56MM AS：AESCULAP SW124T	S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X56MM AS：AESCULAP SW124T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
452	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X50MM AS：AESCULAP SW121T	S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X50MM AS：AESCULAP SW121T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
453	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 26/SM 10MM AS：AESCULAP SW086T	S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 26/SM 10MM AS：AESCULAP SW086T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
454	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 26/SM 13MM AS：AESCULAP SW087T	S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 26/SM 13MM AS：AESCULAP SW087T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
455	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 26/SM 16MM AS：AESCULAP SW088T	S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 26/SM 16MM AS：AESCULAP SW088T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
456	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 22/SM 15MM AS：AESCULAP SW078T	S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 22/SM 15MM AS：AESCULAP SW078T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
457	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 24/SM 10MM AS：AESCULAP SW081T	S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 24/SM 10MM AS：AESCULAP SW081T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
458	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 24/SM 13MM AS：AESCULAP SW082T	S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 24/SM 13MM AS：AESCULAP SW082T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
459	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 20/SM 15MM AS：AESCULAP SW073T	S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 20/SM 15MM AS：AESCULAP SW073T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者

460	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 20/SM 18MM AS：AESCULAP SW074T	S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 20/SM 18MM AS：AESCULAP SW074T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
461	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 22/SM 9MM AS：AESCULAP SW076T	S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 22/SM 9MM AS：AESCULAP SW076T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
462	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 18/SM 14MM AS：AESCULAP SW068T	S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 18/SM 14MM AS：AESCULAP SW068T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
463	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 18/SM 17MMAS：AESCULAP SW069T	S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 18/SM 17MM AS：AESCULAP SW069T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
464	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 20/SM 9MM AS：AESCULAP SW071T	S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 20/SM 9MM AS：AESCULAP SW071T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
465	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 16/SM 11MM AS：AESCULAP SW062T	S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 16/SM 11MM AS：AESCULAP SW062T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
466	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 16/SM 14MM AS：AESCULAP SW063T	S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 16/SM 14MM AS：AESCULAP SW063T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
467	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 18/SM 8MM AS：AESCULAP SW066T	S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 18/SM 8MM AS：AESCULAP SW066T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
468	安吉優戴爾美德射頻燒灼止血切割器 RFA SURGICAL SYSTEM HABIB 4X LAPAROSCOPIC AS:ANGIODYNAMICS 700-103659	RFA SURGICAL SYSTEM HABIB 4X LAPAROSCOPIC AS:ANGIODYNAMICS 700-103659	適用部份切除肝腎脾等易出血器官	同一般外科手術副作用．如全身麻醉併發症．傷口失血、傷口感染等	"利用射頻(Radiofrequency)使組織產生高速離子震動與摩擦,造成局部組織的凝固性壞死(Coagulation necrosis),進而對血管或組織進行凝固,止血及切割。用於富含血管的器官如肝、腎等．可大量減少失血量．縮短手術時間．提高病人安全性。"	利用射頻(Radiofrequency)能量進行組織切割．能在平均8秒內完成1cm x 4 cm深範圍的凝固效果(coagulation)．一次操作可凝固大至 3mm的血管。減少平均出血量．減小手術時間。	91000	FBZ021630001	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。
469	歐羅曼人體組織骨骼填充物 ALLOMATRIX HUMAN TISSUE CONTAINING BONE VOID FILLER 3CC AS：WRIGHT 86CP-0300	ALLOMATRIX HUMAN TISSUE CONTAINING BONE VOID FILLER 3CC AS：WRIGHT 86CP-0300	使用含有人體去礦物質骨基質(DBM)的人工代用骨可與骨小樑結合．同時具備骨傳導及骨誘導之效果．能加速骨骼生長重塑．對於骨不癒合及血流不良骨缺損患者．能大大提高成功率加速骨癒合時間．長出更佳的骨質。	未有任何嚴重副作用．極少數患者可能會有患處紅腫．或其他一般手術會碰到的副作用。	"本特材成份為醫療級硫酸鈣及經美國組織銀行確認具有骨誘導作用的人體去礦物質化骨基質(DBM)．DBM中富含多種骨成長蛋白及骨誘導生長因子．例如:BMP-2, BMP-4,IGF-1,TGF-B1等．以黃金比例組合而成．具有良好骨質誘導效果．可促進骨骼修復生長。"	傳統健保人工代用骨為顆粒型態．僅具骨傳導作用填補於缺損處．本特材添加可誘導骨生成之生長因子．同時兼具骨傳導及誘導作用．誘導骨生長修復。	43500	FBZ023019001	使用本產品時請依照所提供之操作及使用資訊使用。本產品為無菌包裝．不可重新滅菌．開封後不可重覆使用
470	安吉優戴爾美德射頻燒灼止血切割器 RFA SURGICAL SYSTEM HABIB 4X SHORT DEVICE AS:ANGIODYNAMICS 4401-S	RFA SURGICAL SYSTEM HABIB 4X SHORT DEVICE AS:ANGIODYNAMICS 4401-S	適用部份切除肝腎脾等易出血器官	同一般外科手術副作用．如全身麻醉併發症．傷口失血、傷口感染等	"利用射頻(Radiofrequency)使組織產生高速離子震動與摩擦,造成局部組織的凝固性壞死(Coagulation necrosis),進而對血管或組織進行凝固,止血及切割。用於富含血管的器官如肝、腎等．可大量減少失血量．縮短手術時間．提高病人安全性。"	利用射頻(Radiofrequency)能量進行組織切割．能在平均8秒內完成1cm x 4 cm深範圍的凝固效果(coagulation)．一次操作可凝固大至 3mm的血管。減少平均出血量．減小手術時間。	91000	FBZ021630001	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。
471	安吉優戴爾美德射頻燒灼止血切割器 RFA SURGICAL SYSTEM HABIB 4X LONG DEVICE AS:ANGIODYNAMICS 4401-L	RFA SURGICAL SYSTEM HABIB 4X LONG DEVICE AS:ANGIODYNAMICS 4401-L	適用部份切除肝腎脾等易出血器官	同一般外科手術副作用．如全身麻醉併發症．傷口失血、傷口感染等	"利用射頻(Radiofrequency)使組織產生高速離子震動與摩擦,造成局部組織的凝固性壞死(Coagulation necrosis),進而對血管或組織進行凝固,止血及切割。用於富含血管的器官如肝、腎等．可大量減少失血量．縮短手術時間．提高病人安全性。"	利用射頻(Radiofrequency)能量進行組織切割．能在平均8秒內完成1cm x 4 cm深範圍的凝固效果(coagulation)．一次操作可凝固大至 3mm的血管。減少平均出血量．減小手術時間。	91000	FBZ021630001	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。
472	輸尿管通路導管鞘 URETERAL ACCESS SHEATH 12FR X 55CM AS:COOK FUS-120055	URETERAL ACCESS SHEATH 12FR X 55CM AS:COOK FUS-120055	適用於輸尿管或腎臟結石處置等術式建立安全工作通道之用	無	適用於輸尿管或腎臟結石處置等術式建立安全工作通道之用	目前尚無健保給付品項	8300	CKZ011821001	無

474	帕瑞得人工編網 右側 PARIETEX MESHES 15X10CM AS:COVIDIEN TECT1510ADP2R	PARIETEX MESHES 15X10CM AS:COVIDIEN TECT1510ADP2R	PARIETEX帕瑞得人工編網．專用於經由腹腔鏡進行泌尿生殖系統和直腸脫出的修補。不建議使用於其他症狀。健保局審核中。審核期間，暫以自費項目收費。	使用本產品後，也可能出現因使用人工編網進行壁層重建所引起的相關併發症。這些併發症包括(但不侷限於) :(1) 血清腫、血腫 (2) 復發(3) 慢性疼痛(4) 感染(5) 內臟沾粘(6) 對產品成分產生過敏反應	PARIETEX帕瑞得人工編網．專用於經由腹腔鏡進行泌尿生殖系統和直腸脫出的修補。不建議使用於其他症狀。健保局審核中。審核期間，暫以自費項目收費。	1. 專為先進之前腹膜腹腔鏡術式使用．病患傷口小、術後恢復快。2. 特有之親水性材質與獨特的編織方式，使得本產品與組織服貼性佳、促進細胞生長效率。 3. 符合解剖上修補原理的設計．可同時覆蓋直疝、斜疝與股疝發生的位置。	15750	FSZ017436001	無
475	帕瑞得人工編網 左側 PARIETEX MESHES 15X10CM AS:COVIDIEN TECT1510ADP2L	PARIETEX MESHES 15X10CM AS:COVIDIEN TECT1510ADP2L	PARIETEX帕瑞得人工編網．專用於經由腹腔鏡進行泌尿生殖系統和直腸脫出的修補。不建議使用於其他症狀。健保局審核中。審核期間，暫以自費項目收費。	使用本產品後，也可能出現因使用人工編網進行壁層重建所引起的相關併發症。這些併發症包括(但不侷限於) :(1) 血清腫、血腫 (2) 復發(3) 慢性疼痛(4) 感染(5) 內臟沾粘(6) 對產品成分產生過敏反應	PARIETEX帕瑞得人工編網．專用於經由腹腔鏡進行泌尿生殖系統和直腸脫出的修補。不建議使用於其他症狀。健保局審核中。審核期間，暫以自費項目收費。	1. 專為先進之前腹膜腹腔鏡術式使用．病患傷口小、術後恢復快。2. 特有之親水性材質與獨特的編織方式，使得本產品與組織服貼性佳、促進細胞生長效率。 3. 符合解剖上修補原理的設計．可同時覆蓋直疝、斜疝與股疝發生的位置。	15750	FSZ017436001	無
476	麥克思自展式血栓切除裝置 MICRUS REVIVE SE BASKET THROMBECTOMY DEVICE 4.5X22MM AS:CODMAN FRS214522-99	MICRUS REVIVE SE BASKET THROMBECTOMY DEVICE 4.5X22MM AS:CODMAN FRS214522-99	"本產品用於顱內血管阻塞病變引發缺血性中風患者,藉由神經介入治療清除栓塞及血栓,以恢復血流"	"若使用操作不當,則會傷害血管"	"此裝置遠端有縮形設計,以防止小血塊散至其它遠端血管"	市場目前無健保品項	124198	CMB01RSE222E	"禁忌症包括血管極度彎曲,或其他妨礙裝置接近病灶的疾病,不可使用於已知對鎳鈦合金敏感或過敏的患者"
477	傷口撐開器 WOUND RETRACTOR 80MM AS:LAGIS WR-80S	WOUND RETRACTOR 80MM AS:LAGIS WR-80S	"用於腹腔鏡手術中,可建立一個允許多支器械同時進出的通道,並協助拉開和維持切口大小,以及避免傷口遭受汙染"	無明顯副作用	"此產品是經GAMMA滅菌,單次使用:其包含一透明且彈性薄膜兩端連著圓形環緣,半圓柱狀圈環設計可供翻轉固定,主本體底座套合矽膠環後可以用來固定外環形狀,利於手術進行"	無健保品項	2200	CDZ003620003	"1.使用來自不同製造商之微創手術器械與配件時,於操作開始前請確認其共同使用間之相容性2.本產品為單次使用 3.注意有效期限"
478	傷口撐開器 WOUND RETRACTOR 30MM AS:LAGIS WR-30US	WOUND RETRACTOR 30MM AS:LAGIS WR-30US	"用於腹腔鏡手術中,可建立一個允許多支器械同時進出的通道,並協助拉開和維持切口大小,以及避免傷口遭受汙染"	無明顯副作用	"此產品是經GAMMA滅菌,單次使用:其包含一透明且彈性薄膜兩端連著圓形環緣,半圓柱狀圈環設計可供翻轉固定,主本體底座套合矽膠環後可以用來固定外環形狀,利於手術進行"	無健保品項	1900	CDZ003620001	"1.使用來自不同製造商之微創手術器械與配件時,於操作開始前請確認其共同使用間之相容性2.本產品為單次使用 3.注意有效期限"
479	傷口撐開器 WOUND RETRACTOR 60MM AS:LAGIS WR-60ES	WOUND RETRACTOR 60MM AS:LAGIS WR-60ES	"用於腹腔鏡手術中,可建立一個允許多支器械同時進出的通道,並協助拉開和維持切口大小,以及避免傷口遭受汙染"	無明顯副作用	"此產品是經GAMMA滅菌,單次使用:其包含一透明且彈性薄膜兩端連著圓形環緣,半圓柱狀圈環設計可供翻轉固定,主本體底座套合矽膠環後可以用來固定外環形狀,利於手術進行"	無健保品項	1900	CDZ003620002	"1.使用來自不同製造商之微創手術器械與配件時,於操作開始前請確認其共同使用間之相容性2.本產品為單次使用 3.注意有效期限"
480	有孔型雙極電燒 FENESTRATED BIPOLAR FORCEPS 5MM SINGLE-SITE AS:INTUITIVE 428093	FENESTRATED BIPOLAR FORCEPS 5MM SINGLE-SITE AS:INTUITIVE 428093	執行達文西手術專用之器械	無	達文西微腕型有孔型雙極電燒手術器械具有仿真手腕540度旋轉之功能．能將執刀醫師之手部動作精準地操作於患部之切除、縫合等手術必需之步驟。	無	35000	S2023263	除非特別聲明，否則Single-Site器械不得用於軟骨、骨骼或堅硬物體。這樣做可能會損壞器械且無法從套管移除器械。
481	心臟固定器用管子 CLEARFIELD TUBING FOR ENDO WRIST STABILIZE AS:INTUITIVE 420185	CLEARFIELD TUBING FOR ENDO WRIST STABILIZE AS:INTUITIVE 420185	執行達文西心臟手術專用之心臟穩定器械用沖吸管	無	執行達文西心臟手術用之沖吸裝置	無	33000	S2023263	無
482	心臟固定器用管子 CARDIOVAC TUBING FOR ENDO WRIST STABILIZE AS:INTUITIVE 420186	CARDIOVAC TUBING FOR ENDO WRIST STABILIZE AS:INTUITIVE 420186	執行達文西心臟手術專用之心臟穩定器械用沖吸管	無	執行達文西心臟手術用之沖吸裝置	無	36000	S2023263	無
483	真空管心臟固定器 VACUUM SOURCE TUBING SET FOR ENDO WRIST STABILIZE AS:INTUITIVE 420187	VACUUM SOURCE TUBING SET FOR ENDO WRIST STABILIZE AS:INTUITIVE 420187	執行達文西心臟手術專用之可抽真空吸管組	無	執行達文西心臟手術協助心臟不停跳之穩定器械．置於心臟表面之抽真空吸管組。	無	8200	S2023263	無
484	馬氏雙極電燒 MARYLAND BIPOLAR 5MM SINGLE-SITE AS:INTUITIVE 428080	MARYLAND BIPOLAR 5MM SINGLE-SITE AS:INTUITIVE 428080	執行達文西手術專用之器械	無	達文西微腕型雙極電燒手術器械具有仿真手腕540度旋轉之功能．能將執刀醫師之手部動作精準地操作於患部之切除、縫合等手術必需之步驟。	無	35000	S2023263	除非特別聲明，否則Single-Site器械不得用於軟骨、骨骼或堅硬物體。這樣做可能會損壞器械且無法從套管移除器械。
485	彎型夾針器 CURVED NEEDLE DRIVER SINGLE-SITE AS:INTUITIVE 428088	CURVED NEEDLE DRIVER SINGLE-SITE AS:INTUITIVE 428088	執行達文西手術專用之器械	無	達文西微腕型手術器械具有仿真手腕540度旋轉之功能．能將執刀醫師之手部動作精準地操作於患部之切除、縫合等手術必需之步驟。	無	18000	S2023263	除非特別聲明，否則Single-Site器械不得用於軟骨、骨骼或堅硬物體。這樣做可能會損壞器械且無法從套管移除器械。
486	正中置物骨板固定系統 骨釘 BONE SCREW 3.0X11MM AS:MEDTRONIC 853-511	CENTERPIECE PLATE FIXATION SYSTEM BONE SCREW 3.0X11MM AS:MEDTRONIC 853-511	本系統可用來支撐施行椎板成形術所用的植骨．以避免植骨材料被擠壓出或侵犯到脊椎神經。	"可能失去應有的脊柱彎度、矯正、高度、及/或脊椎縮小,在手術部位上、或之下的骨折、或應力遮蔽。"	"""美敦力""正中置物骨板固定系統包含不同形狀和規格的骨板及骨釘。""美敦力""正中置物骨板固定系統植入組件是以醫療等級之鈦金屬或鈦合金製成。"	健保無此品項	4500	FBZ019971002	本系統僅供單次使用。請勿將本產品重覆使用、再處理或再滅菌。重覆使用、再處理或再滅菌，可能會破壞器材的結構完整性，並提高器材汙染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
487	正中置物骨板固定系統 骨釘 BONE SCREW 3.0X5MM AS:MEDTRONIC 853-505	CENTERPIECE PLATE FIXATION SYSTEM BONE SCREW 3.0X5MM AS:MEDTRONIC 853-505	本系統可用來支撐施行椎板成形術所用的植骨．以避免植骨材料被擠壓出或侵犯到脊椎神經。	"可能失去應有的脊柱彎度、矯正、高度、及/或脊椎縮小,在手術部位上、或之下的骨折、或應力遮蔽。"	"""美敦力""正中置物骨板固定系統包含不同形狀和規格的骨板及骨釘。""美敦力""正中置物骨板固定系統植入組件是以醫療等級之鈦金屬或鈦合金製成。"	健保無此品項	4500	FBZ019971002	本系統僅供單次使用。請勿將本產品重覆使用、再處理或再滅菌。重覆使用、再處理或再滅菌，可能會破壞器材的結構完整性，並提高器材汙染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
488	正中置物骨板固定系統 骨釘 BONE SCREW 3.0X7MM AS:MEDTRONIC 853-507	CENTERPIECE PLATE FIXATION SYSTEM BONE SCREW 3.0X7MM AS:MEDTRONIC 853-507	本系統可用來支撐施行椎板成形術所用的植骨．以避免植骨材料被擠壓出或侵犯到脊椎神經。	"可能失去應有的脊柱彎度、矯正、高度、及/或脊椎縮小,在手術部位上、或之下的骨折、或應力遮蔽。"	"""美敦力""正中置物骨板固定系統包含不同形狀和規格的骨板及骨釘。""美敦力""正中置物骨板固定系統植入組件是以醫療等級之鈦金屬或鈦合金製成。"	健保無此品項	4500	FBZ019971002	本系統僅供單次使用。請勿將本產品重覆使用、再處理或再滅菌。重覆使用、再處理或再滅菌，可能會破壞器材的結構完整性，並提高器材汙染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
489	正中置物骨板固定系統 骨釘 BONE SCREW 3.0X9MM AS:MEDTRONIC 853-509	CENTERPIECE PLATE FIXATION SYSTEM BONE SCREW 3.0X9MM AS:MEDTRONIC 853-509	本系統可用來支撐施行椎板成形術所用的植骨．以避免植骨材料被擠壓出或侵犯到脊椎神經。	"可能失去應有的脊柱彎度、矯正、高度、及/或脊椎縮小,在手術部位上、或之下的骨折、或應力遮蔽。"	"""美敦力""正中置物骨板固定系統包含不同形狀和規格的骨板及骨釘。""美敦力""正中置物骨板固定系統植入組件是以醫療等級之鈦金屬或鈦合金製成。"	健保無此品項	4500	FBZ019971002	本系統僅供單次使用。請勿將本產品重覆使用、再處理或再滅菌。重覆使用、再處理或再滅菌，可能會破壞器材的結構完整性，並提高器材汙染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
490	正中置物骨板固定系統 骨釘 BONE SCREW 2.6X11MM AS:MEDTRONIC 853-471	CENTERPIECE PLATE FIXATION SYSTEM BONE SCREW 2.6X11MM AS:MEDTRONIC 853-471	本系統可用來支撐施行椎板成形術所用的植骨．以避免植骨材料被擠壓出或侵犯到脊椎神經。	"可能失去應有的脊柱彎度、矯正、高度、及/或脊椎縮小,在手術部位上、或之下的骨折、或應力遮蔽。"	"""美敦力""正中置物骨板固定系統包含不同形狀和規格的骨板及骨釘。""美敦力""正中置物骨板固定系統植入組件是以醫療等級之鈦金屬或鈦合金製成。"	健保無此品項	4500	FBZ019971002	本系統僅供單次使用。請勿將本產品重覆使用、再處理或再滅菌。重覆使用、再處理或再滅菌，可能會破壞器材的結構完整性，並提高器材汙染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
491	正中置物骨板固定系統 骨釘 BONE SCREW 2.6X5MM AS:MEDTRONIC 853-465	CENTERPIECE PLATE FIXATION SYSTEM BONE SCREW 2.6X5MM AS:MEDTRONIC 853-465	本系統可用來支撐施行椎板成形術所用的植骨．以避免植骨材料被擠壓出或侵犯到脊椎神經。	"可能失去應有的脊柱彎度、矯正、高度、及/或脊椎縮小,在手術部位上、或之下的骨折、或應力遮蔽。"	"""美敦力""正中置物骨板固定系統包含不同形狀和規格的骨板及骨釘。""美敦力""正中置物骨板固定系統植入組件是以醫療等級之鈦金屬或鈦合金製成。"	健保無此品項	4500	FBZ019971002	本系統僅供單次使用。請勿將本產品重覆使用、再處理或再滅菌。重覆使用、再處理或再滅菌，可能會破壞器材的結構完整性，並提高器材汙染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
492	正中置物骨板固定系統 骨釘 BONE SCREW 2.6X7MM AS:MEDTRONIC 853-467	CENTERPIECE PLATE FIXATION SYSTEM BONE SCREW 2.6X7MM AS:MEDTRONIC 853-467	本系統可用來支撐施行椎板成形術所用的植骨．以避免植骨材料被擠壓出或侵犯到脊椎神經。	"可能失去應有的脊柱彎度、矯正、高度、及/或脊椎縮小,在手術部位上、或之下的骨折、或應力遮蔽。"	"""美敦力""正中置物骨板固定系統包含不同形狀和規格的骨板及骨釘。""美敦力""正中置物骨板固定系統植入組件是以醫療等級之鈦金屬或鈦合金製成。"	健保無此品項	4500	FBZ019971002	本系統僅供單次使用。請勿將本產品重覆使用、再處理或再滅菌。重覆使用、再處理或再滅菌，可能會破壞器材的結構完整性，並提高器材汙染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。

493	正中置物骨板固定系統 骨釘 BONE SCREW 2.6X9MM AS:MEDTRONIC 853-469	CENTERPIECE PLATE FIXATION SYSTEM BONE SCREW 2.6X9MM AS:MEDTRONIC 853-469	本系統可用來支撐施行椎板成形術所用的植骨，以避免植骨材料被擠壓出或侵犯到脊椎神經。	"可能失去應有的脊柱彎度、矯正、高度、及/或脊椎縮小,在手術部位上、或之下的骨折、或應力遮蔽。"	"""美敦力""正中置物骨板固定系統包含不同形狀和規格的骨板及骨釘。""美敦力""正中置物骨板固定系統植入組件是以醫療等級之鈦金屬或鈦合金製成。"	健保無此品項	4500	FBZ019971002	本系統僅供單次使用。請勿將本產品重覆使用、再處理或再滅菌。重覆使用、再處理或再滅菌，可能會破壞器材的結構完整性，並提高器材汙染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
494	正中置物骨板固定系統 骨板 OPEN DOOR PLATE 14MM AS:MEDTRONIC 853-014	CENTERPIECE PLATE FIXATION SYSTEM OPEN DOOR PLATE 14MM AS:MEDTRONIC 853-014	本系統可用來支撐施行椎板成形術所用的植骨，以避免植骨材料被擠壓出或侵犯到脊椎神經。	"可能失去應有的脊柱彎度、矯正、高度、及/或脊椎縮小,在手術部位上、或之下的骨折、或應力遮蔽。"	"""美敦力""正中置物骨板固定系統包含不同形狀和規格的骨板及骨釘。""美敦力""正中置物骨板固定系統植入組件是以醫療等級之鈦金屬或鈦合金製成。"	健保無此品項	22000	FBZ019971001	本系統僅供單次使用。請勿將本產品重覆使用、再處理或再滅菌。重覆使用、再處理或再滅菌，可能會破壞器材的結構完整性，並提高器材汙染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
495	正中置物骨板固定系統 骨板 TROUGH PLATE AS:MEDTRONIC 8530000	CENTERPIECE PLATE FIXATION SYSTEM TROUGH PLATE AS:MEDTRONIC 8530000	本系統可用來支撐施行椎板成形術所用的植骨，以避免植骨材料被擠壓出或侵犯到脊椎神經。	"可能失去應有的脊柱彎度、矯正、高度、及/或脊椎縮小,在手術部位上、或之下的骨折、或應力遮蔽。"	"""美敦力""正中置物骨板固定系統包含不同形狀和規格的骨板及骨釘。""美敦力""正中置物骨板固定系統植入組件是以醫療等級之鈦金屬或鈦合金製成。"	健保無此品項	22000	FBZ019971001	本系統僅供單次使用。請勿將本產品重覆使用、再處理或再滅菌。重覆使用、再處理或再滅菌，可能會破壞器材的結構完整性，並提高器材汙染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
496	正中置物骨板固定系統 骨板 OPEN DOOR PLATE 10MM AS:MEDTRONIC 853-010	CENTERPIECE PLATE FIXATION SYSTEM OPEN DOOR PLATE 10MM AS:MEDTRONIC 853-010	本系統可用來支撐施行椎板成形術所用的植骨，以避免植骨材料被擠壓出或侵犯到脊椎神經。	"可能失去應有的脊柱彎度、矯正、高度、及/或脊椎縮小,在手術部位上、或之下的骨折、或應力遮蔽。"	"""美敦力""正中置物骨板固定系統包含不同形狀和規格的骨板及骨釘。""美敦力""正中置物骨板固定系統植入組件是以醫療等級之鈦金屬或鈦合金製成。"	健保無此品項	22000	FBZ019971001	本系統僅供單次使用。請勿將本產品重覆使用、再處理或再滅菌。重覆使用、再處理或再滅菌，可能會破壞器材的結構完整性，並提高器材汙染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
497	正中置物骨板固定系統 骨板 OPEN DOOR PLATE 12MM AS:MEDTRONIC 853-012	CENTERPIECE PLATE FIXATION SYSTEM OPEN DOOR PLATE 12MM AS:MEDTRONIC 853-012	本系統可用來支撐施行椎板成形術所用的植骨，以避免植骨材料被擠壓出或侵犯到脊椎神經。	"可能失去應有的脊柱彎度、矯正、高度、及/或脊椎縮小,在手術部位上、或之下的骨折、或應力遮蔽。"	"""美敦力""正中置物骨板固定系統包含不同形狀和規格的骨板及骨釘。""美敦力""正中置物骨板固定系統植入組件是以醫療等級之鈦金屬或鈦合金製成。"	健保無此品項	22000	FBZ019971001	本系統僅供單次使用。請勿將本產品重覆使用、再處理或再滅菌。重覆使用、再處理或再滅菌，可能會破壞器材的結構完整性，並提高器材汙染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
498	正中置物骨板固定系統 骨板 OPEN DOOR WIDE MOUTH PLATE 14MM AS:MEDTRONIC 853014WM	CENTERPIECE PLATE FIXATION SYSTEM OPEN DOOR WIDE MOUTH PLATE 14MM AS:MEDTRONIC 853014WM	本系統可用來支撐施行椎板成形術所用的植骨，以避免植骨材料被擠壓出或侵犯到脊椎神經。	"可能失去應有的脊柱彎度、矯正、高度、及/或脊椎縮小,在手術部位上、或之下的骨折、或應力遮蔽。"	"""美敦力""正中置物骨板固定系統包含不同形狀和規格的骨板及骨釘。""美敦力""正中置物骨板固定系統植入組件是以醫療等級之鈦金屬或鈦合金製成。"	健保無此品項	22000	FBZ019971001	本系統僅供單次使用。請勿將本產品重覆使用、再處理或再滅菌。重覆使用、再處理或再滅菌，可能會破壞器材的結構完整性，並提高器材汙染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
499	正中置物骨板固定系統 骨板 OPEN DOOR WIDE MOUTH PLATE 12MM AS:MEDTRONIC 853012WM	CENTERPIECE PLATE FIXATION SYSTEM OPEN DOOR WIDE MOUTH PLATE 12MM AS:MEDTRONIC 853012WM	本系統可用來支撐施行椎板成形術所用的植骨，以避免植骨材料被擠壓出或侵犯到脊椎神經。	"可能失去應有的脊柱彎度、矯正、高度、及/或脊椎縮小,在手術部位上、或之下的骨折、或應力遮蔽。"	"""美敦力""正中置物骨板固定系統包含不同形狀和規格的骨板及骨釘。""美敦力""正中置物骨板固定系統植入組件是以醫療等級之鈦金屬或鈦合金製成。"	健保無此品項	22000	FBZ019971001	本系統僅供單次使用。請勿將本產品重覆使用、再處理或再滅菌。重覆使用、再處理或再滅菌，可能會破壞器材的結構完整性，並提高器材汙染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
500	正中置物骨板固定系統 骨板 OPEN DOOR LATERAL HOLE PLATE 14MM AS:MEDTRONIC 853014LH	CENTERPIECE PLATE FIXATION SYSTEM OPEN DOOR LATERAL HOLE PLATE 14MM AS:MEDTRONIC 853014LH	本系統可用來支撐施行椎板成形術所用的植骨，以避免植骨材料被擠壓出或侵犯到脊椎神經。	"可能失去應有的脊柱彎度、矯正、高度、及/或脊椎縮小,在手術部位上、或之下的骨折、或應力遮蔽。"	"""美敦力""正中置物骨板固定系統包含不同形狀和規格的骨板及骨釘。""美敦力""正中置物骨板固定系統植入組件是以醫療等級之鈦金屬或鈦合金製成。"	健保無此品項	22000	FBZ019971001	本系統僅供單次使用。請勿將本產品重覆使用、再處理或再滅菌。重覆使用、再處理或再滅菌，可能會破壞器材的結構完整性，並提高器材汙染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
501	正中置物骨板固定系統 骨板 OPEN DOOR LATERAL HOLE WIDE MOUTH PLATE 14MM AS:MEDTRONIC 853014LW	CENTERPIECE PLATE FIXATION SYSTEM OPEN DOOR LATERAL HOLE WIDE MOUTH PLATE 14MM AS:MEDTRONIC 853014LW	本系統可用來支撐施行椎板成形術所用的植骨，以避免植骨材料被擠壓出或侵犯到脊椎神經。	"可能失去應有的脊柱彎度、矯正、高度、及/或脊椎縮小,在手術部位上、或之下的骨折、或應力遮蔽。"	"""美敦力""正中置物骨板固定系統包含不同形狀和規格的骨板及骨釘。""美敦力""正中置物骨板固定系統植入組件是以醫療等級之鈦金屬或鈦合金製成。"	健保無此品項	22000	FBZ019971001	本系統僅供單次使用。請勿將本產品重覆使用、再處理或再滅菌。重覆使用、再處理或再滅菌，可能會破壞器材的結構完整性，並提高器材汙染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
502	正中置物骨板固定系統 骨板 OPEN DOOR LATERAL HOLE WIDE MOUTH PLATE 12MM AS:MEDTRONIC 853012LW	CENTERPIECE PLATE FIXATION SYSTEM OPEN DOOR LATERAL HOLE WIDE MOUTH PLATE 12MM AS:MEDTRONIC 853012LW	本系統可用來支撐施行椎板成形術所用的植骨，以避免植骨材料被擠壓出或侵犯到脊椎神經。	"可能失去應有的脊柱彎度、矯正、高度、及/或脊椎縮小,在手術部位上、或之下的骨折、或應力遮蔽。"	"""美敦力""正中置物骨板固定系統包含不同形狀和規格的骨板及骨釘。""美敦力""正中置物骨板固定系統植入組件是以醫療等級之鈦金屬或鈦合金製成。"	健保無此品項	22000	FBZ019971001	本系統僅供單次使用。請勿將本產品重覆使用、再處理或再滅菌。重覆使用、再處理或再滅菌，可能會破壞器材的結構完整性，並提高器材汙染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
503	正中置物骨板固定系統 骨板 OPEN DOOR LATERAL HOLE WIDE MOUTH PLATE 10MM AS:MEDTRONIC 853010LW	CENTERPIECE PLATE FIXATION SYSTEM OPEN DOOR LATERAL HOLE WIDE MOUTH PLATE 10MM AS:MEDTRONIC 853010LW	本系統可用來支撐施行椎板成形術所用的植骨，以避免植骨材料被擠壓出或侵犯到脊椎神經。	"可能失去應有的脊柱彎度、矯正、高度、及/或脊椎縮小,在手術部位上、或之下的骨折、或應力遮蔽。"	"""美敦力""正中置物骨板固定系統包含不同形狀和規格的骨板及骨釘。""美敦力""正中置物骨板固定系統植入組件是以醫療等級之鈦金屬或鈦合金製成。"	健保無此品項	22000	FBZ019971001	本系統僅供單次使用。請勿將本產品重覆使用、再處理或再滅菌。重覆使用、再處理或再滅菌，可能會破壞器材的結構完整性，並提高器材汙染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
504	正中置物骨板固定系統 骨板 OPEN DOOR WIDE MOUTH PLATE 10MM AS:MEDTRONIC 853010WM	CENTERPIECE PLATE FIXATION SYSTEM OPEN DOOR WIDE MOUTH PLATE 10MM AS:MEDTRONIC 853010WM	本系統可用來支撐施行椎板成形術所用的植骨，以避免植骨材料被擠壓出或侵犯到脊椎神經。	"可能失去應有的脊柱彎度、矯正、高度、及/或脊椎縮小,在手術部位上、或之下的骨折、或應力遮蔽。"	"""美敦力""正中置物骨板固定系統包含不同形狀和規格的骨板及骨釘。""美敦力""正中置物骨板固定系統植入組件是以醫療等級之鈦金屬或鈦合金製成。"	健保無此品項	22000	FBZ019971001	本系統僅供單次使用。請勿將本產品重覆使用、再處理或再滅菌。重覆使用、再處理或再滅菌，可能會破壞器材的結構完整性，並提高器材汙染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
505	正中置物骨板固定系統 骨板 OPEN DOOR LATERAL HOLE PLATE 12MM AS:MEDTRONIC 853012LH	CENTERPIECE PLATE FIXATION SYSTEM OPEN DOOR LATERAL HOLE PLATE 12MM AS:MEDTRONIC 853012LH	本系統可用來支撐施行椎板成形術所用的植骨，以避免植骨材料被擠壓出或侵犯到脊椎神經。	"可能失去應有的脊柱彎度、矯正、高度、及/或脊椎縮小,在手術部位上、或之下的骨折、或應力遮蔽。"	"""美敦力""正中置物骨板固定系統包含不同形狀和規格的骨板及骨釘。""美敦力""正中置物骨板固定系統植入組件是以醫療等級之鈦金屬或鈦合金製成。"	健保無此品項	22000	FBZ019971001	本系統僅供單次使用。請勿將本產品重覆使用、再處理或再滅菌。重覆使用、再處理或再滅菌，可能會破壞器材的結構完整性，並提高器材汙染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
506	正中置物骨板固定系統 骨板 OPEN DOOR LATERAL HOLE PLATE 10MM AS:MEDTRONIC 853010LH	CENTERPIECE PLATE FIXATION SYSTEM OPEN DOOR LATERAL HOLE PLATE 10MM AS:MEDTRONIC 853010LH	本系統可用來支撐施行椎板成形術所用的植骨，以避免植骨材料被擠壓出或侵犯到脊椎神經。	"可能失去應有的脊柱彎度、矯正、高度、及/或脊椎縮小,在手術部位上、或之下的骨折、或應力遮蔽。"	"""美敦力""正中置物骨板固定系統包含不同形狀和規格的骨板及骨釘。""美敦力""正中置物骨板固定系統植入組件是以醫療等級之鈦金屬或鈦合金製成。"	健保無此品項	22000	FBZ019971001	本系統僅供單次使用。請勿將本產品重覆使用、再處理或再滅菌。重覆使用、再處理或再滅菌，可能會破壞器材的結構完整性，並提高器材汙染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
507	銩光外科雷射系統用光纖 THULIUM SURGICAL LASER FIBER 200W 600UM CORE 3M LONG AS:QUANTA OAF006001	THULIUM SURGICAL LASER FIBER 200W 600UM CORE 3M LONG AS:QUANTA OAF006001	汽化、凝結、切開、切割患部軟組織，應用於一般外科手術、婦科、泌尿科。	併發症：1.非與熱相關的包含無物過敏、疼痛、氣胸、出血、感染。2.與熱相關的包含：水腫、發燒、寒冷、栓塞、出血、潰瘍、疼痛、傷口癒合不良。	手術中幾不出血術後恢復快、無熱傷害問題，大幅降低手術時間及風險，術中及可採樣擷護腺組織標本，可早期診斷出擷護腺癌。	傳統電刀有水中毒風險，術後併發症機會較高，且會影響性功能，相較於高能量鈷雷射在術中無水中毒風險，併發症發生機會較低，術後恢復時間快，影響性功能機會極低。	130000	S8025604	禁忌症如：1.身體狀況不佳，不可動手術者。2.有禁止使用麻醉藥病史者。3.組織(尤其是腫瘤)有鈣化者。4.治療之血管直徑大於約2mm以上者。5.雷射療法不列為治療考慮者。
508	鏡頭無菌套 DRAPE CAMERA FOR DA VINCI ROBOTIC AS:INTUITIVE 400027	DRAPE CAMERA FOR DA VINCI ROBOTIC AS:INTUITIVE 400027	執行達文西手術專用之鏡頭無菌套	無	執行達文西手術時套置於鏡頭之無菌套	無	3100	S11014038	本器械僅限用於軟組織，不可用於軟骨、骨骼或堅硬物體。這樣做可能會損壞裝置或無法從套管移除裝置。本器械不可用於輸卵管閉合的避孕手術。

509	鏡頭臂無菌套 DRAPE CAMERA ARM FOR DA VINCI ROBOTIC AS:INTUITIVE 400016	DRAPE CAMERA ARM FOR DA VINCI ROBOTIC AS:INTUITIVE 400016	執行達文西手術專用之鏡頭臂無菌套	無	執行達文西手術時套置於鏡頭臂之無菌套	無	4300	S11014038	本器械僅限用於軟組織，不可用於軟骨、骨骼或堅硬物體，這樣做可能會損壞裝置或無法從套管移除裝置，本器械不可用於輸卵管閉合的避孕手術，
510	脛骨近端外側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 14HX290MM AS:APLUS 0702-0101-14	PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 14HX290MM AS:APLUS 0702-0101-14	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129010	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
511	器械無菌轉接頭 STERILE ADAPTER INSTRUMENT ARM FOR DA VINCI ROBOTIC AS:INTUITIVE 370370	STERILE ADAPTER INSTRUMENT ARM FOR DA VINCI ROBOTIC AS:INTUITIVE 370370	執行達文西手術專用之連結裝置	無	連接達文西微腕型器械及機械臂之連結裝置	無	1900	S5007766	無
512	脛骨近端外側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 12HX258MM AS:APLUS 0702-0101-12	PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 12HX258MM AS:APLUS 0702-0101-12	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129010	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
513	器械臂無菌套 DRAPE INSTRUMENT ARM FOR DA VINCI ROBOTIC AS:INTUITIVE 400015	DRAPE INSTRUMENT ARM FOR DA VINCI ROBOTIC AS:INTUITIVE 400015	執行達文西手術專用之器械臂無菌套	無	執行達文西手術時套置於機械臂之無菌套	無	4300	S11014038	本器械僅限用於軟組織，不可用於軟骨、骨骼或堅硬物體，這樣做可能會損壞裝置或無法從套管移除裝置，本器械不可用於輸卵管閉合的避孕手術，
514	脛骨近端外側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 10HX226MM AS:APLUS 0702-0100-10	PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 10HX226MM AS:APLUS 0702-0100-10	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129010	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
515	脛骨近端外側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 12HX258MM AS:APLUS 0702-0100-12	PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 12HX258MM AS:APLUS 0702-0100-12	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129010	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
516	脛骨近端外側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 8HX194MM AS:APLUS 0702-0100-08	PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 8HX194MM AS:APLUS 0702-0100-08	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129010	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
517	脛骨近端外側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 4HX130MM AS:APLUS 0702-0101-04	PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 4HX130MM AS:APLUS 0702-0101-04	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129010	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
518	脛骨近端外側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 6HX162MM AS:APLUS 0702-0101-06	PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 6HX162MM AS:APLUS 0702-0101-06	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129010	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
519	脛骨近端外側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 10HX226MM AS:APLUS 0702-0101-10	PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 10HX226MM AS:APLUS 0702-0101-10	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129010	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
520	脛骨遠端外側骨板 右 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 4HX112MM RIGHT AS:APLUS 0702-0001-04	DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 4HX112MM RIGHT AS:APLUS 0702-0001-04	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129008	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
521	脛骨遠端外側骨板 右 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 6HX144MM RIGHT AS:APLUS 0702-0001-06	DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 6HX144MM RIGHT AS:APLUS 0702-0001-06	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129008	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
522	脛骨遠端外側骨板 右 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 8HX176MM RIGHT AS:APLUS 0702-0001-08	DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 8HX176MM RIGHT AS:APLUS 0702-0001-08	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129008	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
523	脛骨遠端外側骨板 右 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 12HX240MM RIGHT AS:APLUS 0702-0001-12	DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 12HX240MM RIGHT AS:APLUS 0702-0001-12	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129008	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
524	脛骨近端外側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 4HX130MM AS:APLUS 0702-0100-04	PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 4HX130MM AS:APLUS 0702-0100-04	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129010	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
525	脛骨遠端外側骨板 左 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 12HX240MM LEFT AS:APLUS 0702-0000-12	DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 12HX240MM LEFT AS:APLUS 0702-0000-12	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129008	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
526	脛骨近端內側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 10HX222MM AS:APLUS 0701-0101-10	PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 10HX222MM AS:APLUS 0701-0101-10	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129009	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
527	脛骨近端內側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 12HX254MM AS:APLUS 0701-0101-12	PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 12HX254MM AS:APLUS 0701-0101-12	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129009	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
528	脛骨近端內側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 14HX286MM AS:APLUS 0701-0101-14	PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 14HX286MM AS:APLUS 0701-0101-14	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129009	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
529	脛骨遠端外側骨板 左 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 6HX144MM LEFT AS:APLUS 0702-0000-06	DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 6HX144MM LEFT AS:APLUS 0702-0000-06	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129008	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
530	脛骨遠端外側骨板 左 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 8HX176MM LEFT AS:APLUS 0702-0000-08	DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 8HX176MM LEFT AS:APLUS 0702-0000-08	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129008	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
531	脛骨遠端外側骨板 左 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 10HX208MM LEFT AS:APLUS 0702-0000-10	DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 10HX208MM LEFT AS:APLUS 0702-0000-10	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129008	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
532	脛骨近端內側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 6HX158MM AS:APLUS 0701-0100-06	PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 6HX158MM AS:APLUS 0701-0100-06	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129009	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
533	脛骨近端內側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 8HX190MM AS:APLUS 0701-0100-08	PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 8HX190MM AS:APLUS 0701-0100-08	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129009	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
534	脛骨近端內側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 10HX222MM AS:APLUS 0701-0100-10	PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 10HX222MM AS:APLUS 0701-0100-10	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129009	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可

535	脛骨近端內側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 14HX286MM AS:APLUS 0701-0100-14	PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 14HX286MM AS:APLUS 0701-0100-14	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129009	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
536	脛骨近端內側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 4HX126MM AS:APLUS 0701-0101-04	PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 4HX126MM AS:APLUS 0701-0101-04	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129009	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
537	脛骨近端內側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 6HX158MM AS:APLUS 0701-0101-06	PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 6HX158MM AS:APLUS 0701-0101-06	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129009	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
538	脛骨遠端內側骨板 左 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 10HX207MM AS:APLUS 0701-0000-10	DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 10HX207MM AS:APLUS 0701-0000-10	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129007	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
539	脛骨遠端內側骨板 左 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 12HX235MM AS:APLUS 0701-0000-12	DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 12HX235MM AS:APLUS 0701-0000-12	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129007	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
540	脛骨遠端內側骨板 右 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 4HX123MM AS:APLUS 0701-0001-04	DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 4HX123MM AS:APLUS 0701-0001-04	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129007	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
541	脛骨遠端內側骨板 右 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 8HX179MM AS:APLUS 0701-0001-08	DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 8HX179MM AS:APLUS 0701-0001-08	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129007	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
542	脛骨遠端內側骨板 右 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 10HX207MM AS:APLUS 0701-0001-10	DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 10HX207MM AS:APLUS 0701-0001-10	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129007	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
543	脛骨遠端內側骨板 右 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 12HX235MM AS:APLUS 0701-0001-12	DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 12HX235MM AS:APLUS 0701-0001-12	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129007	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
544	股骨遠端外側骨板 右 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 8HX204MM AS:APLUS 0502-0001-08	FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 8HX204MM AS:APLUS 0502-0001-08	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129001	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
545	股骨遠端外側骨板 右 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 10HX236MM AS:APLUS 0502-0001-10	FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 10HX236MM AS:APLUS 0502-0001-10	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129001	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
546	股骨遠端外側骨板 右 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 12HX268MM AS:APLUS 0502-0001-12	FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 12HX268MM AS:APLUS 0502-0001-12	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129001	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
547	股骨遠端外側骨板 右 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 16HX332MM AS:APLUS 0502-0001-16	FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 16HX332MM AS:APLUS 0502-0001-16	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129001	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
548	脛骨遠端內側骨板 左 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 4HX123MM AS:APLUS 0701-0000-04	DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 4HX123MM AS:APLUS 0701-0000-04	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129007	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
549	脛骨遠端內側骨板 左 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 6HX151MM AS:APLUS 0701-0000-06	DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 6HX151MM AS:APLUS 0701-0000-06	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129007	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
550	橈骨遠端內側骨板 DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE 6HX96MM AS:APLUS 0401-0006-06	DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE 6HX96MM AS:APLUS 0401-0006-06	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	41000	FBZ003129012	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
551	股骨遠端外側骨板 左 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 6HX172MM AS:APLUS 0502-0000-06	FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 6HX172MM AS:APLUS 0502-0000-06	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129001	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
552	股骨遠端外側骨板 左 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 8HX204MM AS:APLUS 0502-0000-08	FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 8HX204MM AS:APLUS 0502-0000-08	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129001	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
553	股骨遠端外側骨板 左 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 12HX268MM AS:APLUS 0502-0000-12	FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 12HX268MM AS:APLUS 0502-0000-12	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129001	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
554	股骨遠端外側骨板 左 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 14HX300MM AS:APLUS 0502-0000-14	FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 14HX300MM AS:APLUS 0502-0000-14	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129001	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
555	橈骨遠端內側骨板 DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE 4HX74MM AS:APLUS 0401-0006-04	DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE 4HX74MM AS:APLUS 0401-0006-04	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	41000	FBZ003129012	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
556	肱骨遠端後側骨板 左 DISTAL HUMERAL POSERIOR LOCKING PLATE LEFT 4HX103MM AS:APLUS 0215-0000-04	DISTAL HUMERAL POSERIOR LOCKING PLATE LEFT 4HX103MM AS:APLUS 0215-0000-04	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	54900	FBZ003129011	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
557	肱骨遠端後側骨板 左 DISTAL HUMERAL POSERIOR LOCKING PLATE LEFT 5HX118MM AS:APLUS 0215-0000-05	DISTAL HUMERAL POSERIOR LOCKING PLATE LEFT 5HX118MM AS:APLUS 0215-0000-05	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	54900	FBZ003129011	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
558	肱骨遠端後側骨板 左 DISTAL HUMERAL POSERIOR LOCKING PLATE LEFT 6HX144MM AS:APLUS 0215-0000-06	DISTAL HUMERAL POSERIOR LOCKING PLATE LEFT 6HX144MM AS:APLUS 0215-0000-06	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	54900	FBZ003129011	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
559	直式加壓骨板 LCP LOCKING COMPRESSION PLATE 12HX163MM AS:APLUS 0202-0806-12	LCP LOCKING COMPRESSION PLATE 12HX163MM AS:APLUS 0202-0806-12	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	37600	FBZ003129004	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可

560	肱骨遠端後側骨板 右 DISTAL HUMERAL POSERIOR LOCKING PLATE RIGHT 5HX118MM AS:APLUS 0215-0001-05	DISTAL HUMERAL POSERIOR LOCKING PLATE RIGHT 5HX118MM AS:APLUS 0215-0001-05	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	54900	FBZ003129011	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
561	肱骨遠端後側骨板 右 DISTAL HUMERAL POSERIOR LOCKING PLATE RIGHT 6HX144MM AS:APLUS 0215-0001-06	DISTAL HUMERAL POSERIOR LOCKING PLATE RIGHT 6HX144MM AS:APLUS 0215-0001-06	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	54900	FBZ003129011	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
562	跟骨外側骨板 右 中 CALCANEUS LOCKING PLATE MEDIUM 64.5MM RIGHT AS:APLUS 1202-0801-02	CALCANEUS LOCKING PLATE MEDIUM 64.5MM RIGHT AS:APLUS 1202-0801-02	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	50000	FBZ003129005	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
563	跟骨外側骨板 右 大 CALCANEUS LOCKING PLATE LARGE 71.5MM RIGHT AS:APLUS 1202-0801-03	CALCANEUS LOCKING PLATE LARGE 71.5MM RIGHT AS:APLUS 1202-0801-03	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	50000	FBZ003129005	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
564	直式加壓骨板 LCP LOCKING COMPRESSION PLATE 6HX85MM AS:APLUS 0202-0806-06	LCP LOCKING COMPRESSION PLATE 6HX85MM AS:APLUS 0202-0806-06	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	37600	FBZ003129004	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
565	直式加壓骨板 LCP LOCKING COMPRESSION PLATE 8HX111MM AS:APLUS 0202-0806-08	LCP LOCKING COMPRESSION PLATE 8HX111MM AS:APLUS 0202-0806-08	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	37600	FBZ003129004	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
566	跟骨外側骨板 左 大 CALCANEUS LOCKING PLATE LARGE 71.5MM LEFT AS:APLUS 1202-0800-03	CALCANEUS LOCKING PLATE LARGE 71.5MM LEFT AS:APLUS 1202-0800-03	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	50000	FBZ003129005	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
567	直式加壓骨板 LCP LOCKING COMPRESSION PLATE 10HX137MM AS:APLUS 0202-0806-10	LCP LOCKING COMPRESSION PLATE 10HX137MM AS:APLUS 0202-0806-10	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	37600	FBZ003129004	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
568	肱骨近端外側骨板 右 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 4HX106MM AS:APLUS 0202-0101-04	PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 4HX106MM AS:APLUS 0202-0101-04	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	50400	FBZ003129002	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
569	肱骨近端外側骨板 右 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 6HX132MM AS:APLUS 0202-0101-06	PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 6HX132MM AS:APLUS 0202-0101-06	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	50400	FBZ003129002	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
570	肱骨近端外側骨板 右 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 8HX158MM AS:APLUS 0202-0101-08	PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 8HX158MM AS:APLUS 0202-0101-08	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	50400	FBZ003129002	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
571	肱骨近端外側骨板 右 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 12HX210MM AS:APLUS 0202-0101-12	PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 12HX210MM AS:APLUS 0202-0101-12	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	50400	FBZ003129002	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
572	跟骨外側骨板 左 小 CALCANEUS LOCKING PLATE SMALL 58MM LEFT AS:APLUS 1202-0800-01	CALCANEUS LOCKING PLATE SMALL 58MM LEFT AS:APLUS 1202-0800-01	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	50000	FBZ003129005	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
573	肱骨近端外側骨板 左 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 12HX210MM AS:APLUS 0202-0100-12	PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 12HX210MM AS:APLUS 0202-0100-12	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	50400	FBZ003129002	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
574	肱骨遠端內側骨板 DISTAL HUMERAL MEDIAL LOCKING PLATE 10HX92MM AS:APLUS 0201-0000-10	DISTAL HUMERAL MEDIAL LOCKING PLATE 10HX92MM AS:APLUS 0201-0000-10	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	41000	FBZ003129003	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
575	肱骨遠端內側骨板 DISTAL HUMERAL MEDIAL LOCKING PLATE 12HX112MM AS:APLUS 0201-0000-12	DISTAL HUMERAL MEDIAL LOCKING PLATE 12HX112MM AS:APLUS 0201-0000-12	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	41000	FBZ003129003	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
576	肱骨遠端內側骨板 DISTAL HUMERAL MEDIAL LOCKING PLATE 14HX132MM AS:APLUS 0201-0000-14	DISTAL HUMERAL MEDIAL LOCKING PLATE 14HX132MM AS:APLUS 0201-0000-14	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	41000	FBZ003129003	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
577	肱骨近端外側骨板 左 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 6HX132MM AS:APLUS 0202-0100-06	PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 6HX132MM AS:APLUS 0202-0100-06	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	50400	FBZ003129002	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
578	遠端鎖骨鉤骨板 右 DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE 5HX94MM RIGHT AS:APLUS 0000-0001-05	DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE 5HX94MM RIGHT AS:APLUS 0000-0001-05	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	38700	FBZ003129013	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
579	肱骨近端外側骨板 左 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 8HX158MM AS:APLUS 0202-0100-08	PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 8HX158MM AS:APLUS 0202-0100-08	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	50400	FBZ003129002	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
580	遠端鎖骨鉤骨板 左 DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 3HX72MM AS:APLUS 0000-0000-03	DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 3HX72MM AS:APLUS 0000-0000-03	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	38700	FBZ003129013	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
581	遠端鎖骨鉤骨板 左 DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE 4HX83MM LEFT AS:APLUS 0000-0000-04	DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE 4HX83MM LEFT AS:APLUS 0000-0000-04	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	38700	FBZ003129013	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
582	遠端鎖骨鉤骨板 左 DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE 5HX94MM LEFT AS:APLUS 0000-0000-05	DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE 5HX94MM LEFT AS:APLUS 0000-0000-05	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	38700	FBZ003129013	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
583	遠端鎖骨鉤骨板 右 DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE 4HX83MM RIGHT AS:APLUS 0000-0001-04	DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE 4HX83MM RIGHT AS:APLUS 0000-0001-04	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	38700	FBZ003129013	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
584	囊狀擴張環 CAPSULAR TENSION RING 13MM AS:OPHTEC 276001G	CAPSULAR TENSION RING 13MM AS:OPHTEC 276001G	1.囊袋環狀擴張用・2.降低人工水晶體脫離或位移的風險・3.穩定懸韌帶有缺陷之囊袋・4.協助穩定高度近視患者之囊袋・1.囊袋環狀擴張用・2.降低人工水晶體脫離或位移的風險・3.穩定懸韌帶有缺陷之囊袋・5.協助穩定高度近視患者之囊袋・	目前衛生福利部所核可之醫材材質・皆具備高度生物相容性・長期眼內穩定的特性・人工水晶體材質及光學設計在臨床研究中並無明顯之副作用・	1.囊袋環狀擴張用・2.降低人工水晶體脫離或位移的風險・3.穩定懸韌帶有缺陷之囊袋・4.協助穩定高度近視患者之囊袋・1.囊袋環狀擴張用・2.降低人工水晶體脫離或位移的風險・3.穩定懸韌帶有缺陷之囊袋・5.協助穩定高度近視患者之囊袋・	目前無健保給付品	10000	TKZ024669001	1.需由專業眼科醫師使用・2.手術後的照護應嚴格遵照・3.若懸韌帶有嚴重缺陷之囊袋・使用囊袋擴張環仍有人工水晶體無法放置放於後囊或人工水晶體位移之可能・
585	囊狀擴張環 CAPSULAR TENSION RING 12MM AS:OPHTEC 275001G	CAPSULAR TENSION RING 12MM AS:OPHTEC 275001G	1.囊袋環狀擴張用・2.降低人工水晶體脫離或位移的風險・3.穩定懸韌帶有缺陷之囊袋・4.協助穩定高度近視患者之囊袋・1.囊袋環狀擴張用・2.降低人工水晶體脫離或位移的風險・3.穩定懸韌帶有缺陷之囊袋・4.協助穩定高度近視患者之囊袋・	目前衛生福利部所核可之醫材材質・皆具備高度生物相容性・長期眼內穩定的特性・人工水晶體材質及光學設計在臨床研究中並無明顯之副作用・	1.囊袋環狀擴張用・2.降低人工水晶體脫離或位移的風險・3.穩定懸韌帶有缺陷之囊袋・4.協助穩定高度近視患者之囊袋・1.囊袋環狀擴張用・2.降低人工水晶體脫離或位移的風險・3.穩定懸韌帶有缺陷之囊袋・4.協助穩定高度近視患者之囊袋・	目前無健保給付品	10000	TKZ024669001	1.需由專業眼科醫師使用・2.手術後的照護應嚴格遵照・3.若懸韌帶有嚴重缺陷之囊袋・使用囊袋擴張環仍有人工水晶體無法放置放於後囊或人工水晶體位移之可能・

586	博娜全包膜食道支架 D:18MM L:140MM AS:BER-1814	BONASTENT COVER OESOPHAGEAL STENT D:18MM L:140MM AS:BER-1814	用於食道癌、胃癌或是心癌及在切除食道腫瘤手術前有吞嚥困難、營養失調等情況得一種緩和治療，也用於惡性食道腫瘤的壓迫而導致食道內腔狹窄以至於病人吞嚥困難無法進食同時其支架本身有矽膠覆膜的關係已可以用於有食道氣管廔問題的病人身上。	"無特別相關研究,可能斑發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。"	支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無	51000	CFE03BES01QS	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
587	博娜全包膜食道支架 D:18MM L:160MM AS:BER-1816	BONASTENT COVER OESOPHAGEAL STENT D:18MM L:160MM AS:BER-1816	用於食道癌、胃癌或是心癌及在切除食道腫瘤手術前有吞嚥困難、營養失調等情況得一種緩和治療，也用於惡性食道腫瘤的壓迫而導致食道內腔狹窄以至於病人吞嚥困難無法進食同時其支架本身有矽膠覆膜的關係已可以用於有食道氣管廔問題的病人身上。	"無特別相關研究,可能斑發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。"	支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無	51000	CFE03BES01QS	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
588	博娜全包膜食道支架 D:18MM L:120MM AS:BER-1812	BONASTENT COVER OESOPHAGEAL STENT D:18MM L:120MM AS:BER-1812	用於食道癌、胃癌或是心癌及在切除食道腫瘤手術前有吞嚥困難、營養失調等情況得一種緩和治療，也用於惡性食道腫瘤的壓迫而導致食道內腔狹窄以至於病人吞嚥困難無法進食同時其支架本身有矽膠覆膜的關係已可以用於有食道氣管廔問題的病人身上。	"無特別相關研究,可能斑發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。"	支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無	51000	CFE03BES01QS	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
589	博娜全包膜食道支架 D:18MM L:80MM AS:BER-1808	BONASTENT COVER OESOPHAGEAL STENT D:18MM L:80MM AS:BER-1808	用於食道癌、胃癌或是心癌及在切除食道腫瘤手術前有吞嚥困難、營養失調等情況得一種緩和治療，也用於惡性食道腫瘤的壓迫而導致食道內腔狹窄以至於病人吞嚥困難無法進食同時其支架本身有矽膠覆膜的關係已可以用於有食道氣管廔問題的病人身上。	"無特別相關研究,可能斑發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。"	支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無	51000	CFE03BES01QS	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
590	博娜全包膜食道支架 D:18MM L:100MM AS:BER-1810	BONASTENT COVER OESOPHAGEAL STENT D:18MM L:100MM AS:BER-1810	用於食道癌、胃癌或是心癌及在切除食道腫瘤手術前有吞嚥困難、營養失調等情況得一種緩和治療，也用於惡性食道腫瘤的壓迫而導致食道內腔狹窄以至於病人吞嚥困難無法進食同時其支架本身有矽膠覆膜的關係已可以用於有食道氣管廔問題的病人身上。	"無特別相關研究,可能斑發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。"	支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無	51000	CFE03BES01QS	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
591	博娜全包膜食道支架 D:18MM L:60MM AS:BER-1806	BONASTENT COVER OESOPHAGEAL STENT D:18MM L:60MM AS:BER-1806	用於食道癌、胃癌或是心癌及在切除食道腫瘤手術前有吞嚥困難、營養失調等情況得一種緩和治療，也用於惡性食道腫瘤的壓迫而導致食道內腔狹窄以至於病人吞嚥困難無法進食同時其支架本身有矽膠覆膜的關係已可以用於有食道氣管廔問題的病人身上。	"無特別相關研究,可能斑發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。"	支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無	51000	CFE03BES01QS	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
592	博娜部份包膜結腸直腸支架 D:22MM L:140MM AS:BCC-221423	BONASTENT PARTIA COVER COLO-RECTAL STENTD:22MM L:140MM AS:BCC-221423	用於降結腸、乙狀結腸和直腸中，有因惡性腫瘤所導致之結腸阻塞狹窄的緩和治療	"無特別相關研究,可能斑發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。"	支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無	62400	CFZ024748001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
593	博娜部份包膜結腸直腸支架 D:22MM L:160MM AS:BCC-221623	BONASTENT PARTIA COVER COLO-RECTAL STENTD:22MM L:160MM AS:BCC-221623	用於降結腸、乙狀結腸和直腸中，有因惡性腫瘤所導致之結腸阻塞狹窄的緩和治療	"無特別相關研究,可能斑發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。"	支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無	62400	CFZ024748001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
594	博娜部份包膜結腸直腸支架 D:22MM L:120MM AS:BCC-221223	BONASTENT PARTIA COVER COLO-RECTAL STENTD:22MM L:120MM AS:BCC-221223	用於降結腸、乙狀結腸和直腸中，有因惡性腫瘤所導致之結腸阻塞狹窄的緩和治療	"無特別相關研究,可能斑發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。"	支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無	62400	CFZ024748001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
595	博娜部份包膜結腸直腸支架 D:22MM L:80MM AS:BCC-220823	BONASTENT PARTIA COVER COLO-RECTAL STENTD:22MM L:80MM AS:BCC-220823	用於降結腸、乙狀結腸和直腸中，有因惡性腫瘤所導致之結腸阻塞狹窄的緩和治療	"無特別相關研究,可能斑發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。"	支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無	62400	CFZ024748001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
596	博娜部份包膜結腸直腸支架 D:22MM L:100MM AS:BCC-221023	BONASTENT PARTIA COVER COLO-RECTAL STENTD:22MM L:100MM AS:BCC-221023	用於降結腸、乙狀結腸和直腸中，有因惡性腫瘤所導致之結腸阻塞狹窄的緩和治療	"無特別相關研究,可能斑發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。"	支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無	62400	CFZ024748001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
597	博娜部份包膜結腸直腸支架 D:22MM L:60MM AS:BCC-220623	BONASTENT PARTIA COVER COLO-RECTAL STENTD:22MM L:60MM AS:BCC-220623	用於降結腸、乙狀結腸和直腸中，有因惡性腫瘤所導致之結腸阻塞狹窄的緩和治療	"無特別相關研究,可能斑發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。"	支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無	62400	CFZ024748001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
598	博娜部份包膜十二指腸支架 D:20MM L:140MM AS:BPC-201418	BONASTENT PARTIAL COVER DUODENAL STENT D:20MM L:140MM AS:BPC-201418	用於改善因胃、十二指腸腫瘤所導致之腸胃道阻塞狹窄的緩和治療	"無特別相關研究,可能斑發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。"	支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無	62400	CFZ024450001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
599	博娜部份包膜十二指腸支架 D:20MM L:120MM AS:BPC-201218	BONASTENT PARTIAL COVER DUODENAL STENT D:20MM L:120MM AS:BPC-201218	用於改善因胃、十二指腸腫瘤所導致之腸胃道阻塞狹窄的緩和治療	"無特別相關研究,可能斑發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。"	支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無	62400	CFZ024450001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
600	博娜部份包膜十二指腸支架 D:20MM L:160MM AS:BPC-201618	BONASTENT PARTIAL COVER DUODENAL STENT D:20MM L:160MM AS:BPC-201618	用於改善因胃、十二指腸腫瘤所導致之腸胃道阻塞狹窄的緩和治療	"無特別相關研究,可能斑發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。"	支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無	62400	CFZ024450001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
601	博娜部份包膜十二指腸支架 D:20MM L:80MM AS:BPC-200818	BONASTENT PARTIAL COVER DUODENAL STENT D:20MM L:80MM AS:BPC-200818	用於改善因胃、十二指腸腫瘤所導致之腸胃道阻塞狹窄的緩和治療	"無特別相關研究,可能斑發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。"	支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無	62400	CFZ024450001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。

602	博娜部份包膜十二指腸支架 D:20MM L:60MM AS:BPC-200618	BONASTENT PARTIAL COVER DUODENAL STENT D:20MM L:60MM AS:BPC-200618	用於改善因胃、十二指腸腫瘤所導致之腸胃道阻塞狹窄的緩和治療	"無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。"	支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無	62400	CFZ024450001	必須由經過受訓的醫生來放置。在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理、臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
603	博娜部份包膜十二指腸支架 D:20MM L:100MM AS:BPC-201018	BONASTENT PARTIAL COVER DUODENAL STENT D:20MM L:100MM AS:BPC-201018	用於改善因胃、十二指腸腫瘤所導致之腸胃道阻塞狹窄的緩和治療	"無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。"	支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。	無	62400	CFZ024450001	必須由經過受訓的醫生來放置。在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理、臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
604	奧古射頻電極 OCTOPUS RF ELECTRODE 17G 200MM 20MM AS:STARMED 17-20P20	OCTOPUS RF ELECTRODE 17G 200MM 20MM AS:STARMED 17-20P20	用於大範圍軟組織之凝固性壞死的電燒手術	發燒、疼痛、至燒灼病灶的延遲性出血；肝機能不全、腹水	藉由電燒灼提供射頻能量可凝結組織。在超音波或CT電腦斷層掃瞄的影像導引下，可依醫師需求或病患結節型態，組成三集束或二集束電極，適用於不同尺寸之圓形腫瘤，運用週波將電極週圍的腫瘤燒灼至乾涸，以達治療的效果。	無健保給付同類品可比較；目前健保給付的規定是五公分三顆以下的腫瘤需事前申請。	51000	TKP031517PXM	必須由經過受訓的醫生來放置。在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理、臨床的反應和危險性做充分的瞭解。
605	奧古射頻電極 OCTOPUS RF ELECTRODE 17G 150MM 30MM AS:STARMED 17-15P30	OCTOPUS RF ELECTRODE 17G 150MM 30MM AS:STARMED 17-15P30	用於大範圍軟組織之凝固性壞死的電燒手術	發燒、疼痛、至燒灼病灶的延遲性出血；肝機能不全、腹水	藉由電燒灼提供射頻能量可凝結組織。在超音波或CT電腦斷層掃瞄的影像導引下，可依醫師需求或病患結節型態，組成三集束或二集束電極，適用於不同尺寸之圓形腫瘤，運用週波將電極週圍的腫瘤燒灼至乾涸，以達治療的效果。	無健保給付同類品可比較；目前健保給付的規定是五公分三顆以下的腫瘤需事前申請。	51000	TKP031517PXM	必須由經過受訓的醫生來放置。在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理、臨床的反應和危險性做充分的瞭解。
606	奧古射頻電極 OCTOPUS RF ELECTRODE 17G 200MM 25MM AS:STARMED 17-20P25	OCTOPUS RF ELECTRODE 17G 200MM 25MM AS:STARMED 17-20P25	用於大範圍軟組織之凝固性壞死的電燒手術	發燒、疼痛、至燒灼病灶的延遲性出血；肝機能不全、腹水	藉由電燒灼提供射頻能量可凝結組織。在超音波或CT電腦斷層掃瞄的影像導引下，可依醫師需求或病患結節型態，組成三集束或二集束電極，適用於不同尺寸之圓形腫瘤，運用週波將電極週圍的腫瘤燒灼至乾涸，以達治療的效果。	無健保給付同類品可比較；目前健保給付的規定是五公分三顆以下的腫瘤需事前申請。	51000	TKP031517PXM	必須由經過受訓的醫生來放置。在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理、臨床的反應和危險性做充分的瞭解。
607	奧古射頻電極 OCTOPUS RF ELECTRODE 17G 200MM 30MM AS:STARMED 17-20P30	OCTOPUS RF ELECTRODE 17G 200MM 30MM AS:STARMED 17-20P30	用於大範圍軟組織之凝固性壞死的電燒手術	發燒、疼痛、至燒灼病灶的延遲性出血；肝機能不全、腹水	藉由電燒灼提供射頻能量可凝結組織。在超音波或CT電腦斷層掃瞄的影像導引下，可依醫師需求或病患結節型態，組成三集束或二集束電極，適用於不同尺寸之圓形腫瘤，運用週波將電極週圍的腫瘤燒灼至乾涸，以達治療的效果。	無健保給付同類品可比較；目前健保給付的規定是五公分三顆以下的腫瘤需事前申請。	51000	TKP031517PXM	必須由經過受訓的醫生來放置。在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理、臨床的反應和危險性做充分的瞭解。
608	奧古射頻電極 OCTOPUS RF ELECTRODE 15G 200MM 25MM AS:STARMED 15-20P25	OCTOPUS RF ELECTRODE 15G 200MM 25MM AS:STARMED 15-20P25	用於大範圍軟組織之凝固性壞死的電燒手術	發燒、疼痛、至燒灼病灶的延遲性出血；肝機能不全、腹水	藉由電燒灼提供射頻能量可凝結組織。在超音波或CT電腦斷層掃瞄的影像導引下，可依醫師需求或病患結節型態，組成三集束或二集束電極，適用於不同尺寸之圓形腫瘤，運用週波將電極週圍的腫瘤燒灼至乾涸，以達治療的效果。	無健保給付同類品可比較；目前健保給付的規定是五公分三顆以下的腫瘤需事前申請。	51000	TKP031517PXM	必須由經過受訓的醫生來放置。在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理、臨床的反應和危險性做充分的瞭解。
609	奧古射頻電極 OCTOPUS RF ELECTRODE 15G 150MM 30MM AS:STARMED 15-15P30	OCTOPUS RF ELECTRODE 15G 150MM 30MM AS:STARMED 15-15P30	用於大範圍軟組織之凝固性壞死的電燒手術	發燒、疼痛、至燒灼病灶的延遲性出血；肝機能不全、腹水	藉由電燒灼提供射頻能量可凝結組織。在超音波或CT電腦斷層掃瞄的影像導引下，可依醫師需求或病患結節型態，組成三集束或二集束電極，適用於不同尺寸之圓形腫瘤，運用週波將電極週圍的腫瘤燒灼至乾涸，以達治療的效果。	無健保給付同類品可比較；目前健保給付的規定是五公分三顆以下的腫瘤需事前申請。	51000	TKP031517PXM	必須由經過受訓的醫生來放置。在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理、臨床的反應和危險性做充分的瞭解。
610	奧古射頻電極 OCTOPUS RF ELECTRODE 15G 200MM 30MM AS:STARMED 15-20P30	OCTOPUS RF ELECTRODE 15G 200MM 30MM AS:STARMED 15-20P30	用於大範圍軟組織之凝固性壞死的電燒手術	發燒、疼痛、至燒灼病灶的延遲性出血；肝機能不全、腹水	藉由電燒灼提供射頻能量可凝結組織。在超音波或CT電腦斷層掃瞄的影像導引下，可依醫師需求或病患結節型態，組成三集束或二集束電極，適用於不同尺寸之圓形腫瘤，運用週波將電極週圍的腫瘤燒灼至乾涸，以達治療的效果。	無健保給付同類品可比較；目前健保給付的規定是五公分三顆以下的腫瘤需事前申請。	51000	TKP031517PXM	必須由經過受訓的醫生來放置。在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理、臨床的反應和危險性做充分的瞭解。
611	奧古射頻電極 OCTOPUS RF ELECTRODE 17G 150MM 20MM AS:STARMED 17-15P20	OCTOPUS RF ELECTRODE 17G 150MM 20MM AS:STARMED 17-15P20	用於大範圍軟組織之凝固性壞死的電燒手術	發燒、疼痛、至燒灼病灶的延遲性出血；肝機能不全、腹水	藉由電燒灼提供射頻能量可凝結組織。在超音波或CT電腦斷層掃瞄的影像導引下，可依醫師需求或病患結節型態，組成三集束或二集束電極，適用於不同尺寸之圓形腫瘤，運用週波將電極週圍的腫瘤燒灼至乾涸，以達治療的效果。	無健保給付同類品可比較；目前健保給付的規定是五公分三顆以下的腫瘤需事前申請。	51000	TKP031517PXM	必須由經過受訓的醫生來放置。在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理、臨床的反應和危險性做充分的瞭解。
612	博娜無包膜結腸直腸支架 D:24MM L:120MM AS:BC-241223	BONASTENT NON COVER COLO-RECTAL STENT D:24MM L:120MM AS:BC-241223	用於降結腸、乙狀結腸和直腸中，有因惡性腫瘤所導致之結腸阻塞狹窄的緩和治療	"無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。"	支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無	62400	CFZ024748001	必須由經過受訓的醫生來放置。在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理、臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
613	博娜無包膜結腸直腸支架 D:24MM L:100MM AS:BC-241023	BONASTENT NON COVER COLO-RECTAL STENT D:24MM L:100MM AS:BC-241023	用於降結腸、乙狀結腸和直腸中，有因惡性腫瘤所導致之結腸阻塞狹窄的緩和治療	"無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。"	支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無	62400	CFZ024748001	必須由經過受訓的醫生來放置。在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理、臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
614	博娜無包膜結腸直腸支架 D:24MM L:140MM AS:BC-241423	BONASTENT NON COVER COLO-RECTAL STENT D:24MM L:140MM AS:BC-241423	用於降結腸、乙狀結腸和直腸中，有因惡性腫瘤所導致之結腸阻塞狹窄的緩和治療	"無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。"	支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無	62400	CFZ024748001	必須由經過受訓的醫生來放置。在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理、臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
615	奧古射頻電極 OCTOPUS RF ELECTRODE 15G 150MM 25MM AS:STARMED 15-15P25	OCTOPUS RF ELECTRODE 15G 150MM 25MM AS:STARMED 15-15P25	用於大範圍軟組織之凝固性壞死的電燒手術	發燒、疼痛、至燒灼病灶的延遲性出血；肝機能不全、腹水	藉由電燒灼提供射頻能量可凝結組織。在超音波或CT電腦斷層掃瞄的影像導引下，可依醫師需求或病患結節型態，組成三集束或二集束電極，適用於不同尺寸之圓形腫瘤，運用週波將電極週圍的腫瘤燒灼至乾涸，以達治療的效果。	無健保給付同類品可比較；目前健保給付的規定是五公分三顆以下的腫瘤需事前申請。	51000	TKP031517PXM	必須由經過受訓的醫生來放置。在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理、臨床的反應和危險性做充分的瞭解。
616	博娜無包膜結腸直腸支架 D:24MM L:60MM AS:BC-240623	BONASTENT NON COVER COLO-RECTAL STENT D:24MM L:60MM AS:BC-240623	用於降結腸、乙狀結腸和直腸中，有因惡性腫瘤所導致之結腸阻塞狹窄的緩和治療	"無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。"	支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無	62400	CFZ024748001	必須由經過受訓的醫生來放置。在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理、臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
617	博娜無包膜結腸直腸支架 D:22MM L:160MM AS:BC-221623	BONASTENT NON COVER COLO-RECTAL STENT D:22MM L:160MM AS:BC-221623	用於降結腸、乙狀結腸和直腸中，有因惡性腫瘤所導致之結腸阻塞狹窄的緩和治療	"無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。"	支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無	62400	CFZ024748001	必須由經過受訓的醫生來放置。在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理、臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。

618	博娜無包膜結腸直腸支架 D:24MM L:80MM AS:BC-240823	BONASTENT NON COVER COLO-RECTAL STENT D:24MM L:80MM AS:BC-240823	用於降結腸、乙狀結腸和直腸中，有因惡性腫瘤所導致之結腸阻塞狹窄的緩和治療	"無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。"	支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無	62400	CFZ024748001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
619	博娜無包膜十二指腸支架 D:20MM L:140MM AS:BP-201418	BONASTENT NON COVER DUODENAL STENT D:20MM L:140MM AS:BP-201418	用於改善因胃、十二指腸腫瘤所導致之腸胃道阻塞狹窄的緩和治療	"無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。"	支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無	62400	CFZ024450001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
620	博娜無包膜十二指腸支架 D:20MM L:120MM AS:BP-201218	BONASTENT NON COVER DUODENAL STENT D:20MM L:120MM AS:BP-201218	用於改善因胃、十二指腸腫瘤所導致之腸胃道阻塞狹窄的緩和治療	"無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。"	支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無	62400	CFZ024450001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
621	博娜無包膜十二指腸支架 D:20MM L:160MM AS:BP-201618	BONASTENT NON COVER DUODENAL STENT D:20MM L:160MM AS:BP-201618	用於改善因胃、十二指腸腫瘤所導致之腸胃道阻塞狹窄的緩和治療	"無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。"	支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無	62400	CFZ024450001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
622	博娜無包膜十二指腸支架 D:20MM L:80MM AS:BP-200818	BONASTENT NON COVER DUODENAL STENT D:20MM L:80MM AS:BP-200818	用於改善因胃、十二指腸腫瘤所導致之腸胃道阻塞狹窄的緩和治療	"無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。"	支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無	62400	CFZ024450001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
623	博娜無包膜十二指腸支架 D:20MM L:60MM AS:BP-200618	BONASTENT NON COVER DUODENAL STENT D:20MM L:60MM AS:BP-200618	用於改善因胃、十二指腸腫瘤所導致之腸胃道阻塞狹窄的緩和治療	"無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。"	支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無	62400	CFZ024450001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
624	博娜無包膜十二指腸支架 D:20MM L:100MM AS:BP-201018	BONASTENT NON COVER DUODENAL STENT D:20MM L:100MM AS:BP-201018	用於改善因胃、十二指腸腫瘤所導致之腸胃道阻塞狹窄的緩和治療	"無特別相關研究,可能迸發症包括出血、穿孔而不限於滑脫,再堵塞等。"	支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無	62400	CFZ024450001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
625	齦即安膠原蛋白骨科填補物 GINGIVAID COLLAGEN BONE GRAFT 5CC AS:MAXIGEN GA-G05	GINGIVAID COLLAGEN BONE GRAFT 5CC AS:MAXIGEN GA-G05	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	病患使用本產品後可能產生下列不良反應：1. 外科手術傷口可能引起併發症，其症狀含血腫、水腫、疼痛、紅腫、體液聚積、組織萎縮、骨頭斷裂、感染及其他可能的併發症。2. 植入物斷裂及植入部位變型，在某些情形中也曾發現人工合成骨碎片的產生及聚集。	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	38000	FBZ003196004	患者如存有任何一項禁忌症即不可使用本產品。不適用症狀：患者對牛膠原蛋白過敏、代謝性或系統性骨骼疾病、高鈣血症及不正常鈣質代謝、骨髓炎等骨組織炎症性疾病、?板骨折、填補處近端血管損傷、骨折處無法穩定固定、缺乏軟組織覆蓋、手術部位傷口感染等。
626	齦即安膠原蛋白骨科填補物 GINGIVAID COLLAGEN BONE GRAFT 15.0X3.5X50.0MM AS:MAXIGEN GA-S5	GINGIVAID COLLAGEN BONE GRAFT 15.0X3.5X50.0MM AS:MAXIGEN GA-S5	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	病患使用本產品後可能產生下列不良反應：1. 外科手術傷口可能引起併發症，其症狀含血腫、水腫、疼痛、紅腫、體液聚積、組織萎縮、骨頭斷裂、感染及其他可能的併發症。2. 植入物斷裂及植入部位變型，在某些情形中也曾發現人工合成骨碎片的產生及聚集。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	無	38000	FBZ003196007	患者如存有任何一項禁忌症即不可使用本產品。不適用症狀：患者對牛膠原蛋白過敏、代謝性或系統性骨骼疾病、高鈣血症及不正常鈣質代謝、骨髓炎等骨組織炎症性疾病、?板骨折、填補處近端血管損傷、骨折處無法穩定固定、缺乏軟組織覆蓋、手術部位傷口感染等。
627	捷威血管擴張術氣球導管 1.5X9MM AS:BOSTON 20722-0915	GATEWAY PTA BALLOON CATHETER 1.5X9MM AS:BOSTON 20722-0915	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	無已知副作用。	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無	24190	CBZ021382001	無
628	捷威血管擴張術氣球導管 2.0X9MM AS:BOSTON 20722-0920	GATEWAY PTA BALLOON CATHETER 2.0X9MM AS:BOSTON 20722-0920	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	無已知副作用。	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無	24190	CBZ021382001	無
629	捷威血管擴張術氣球導管 2.25X9MM AS:BOSTON 20722-0922	GATEWAY PTA BALLOON CATHETER 2.25X9MM AS:BOSTON 20722-0922	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無已知副作用。	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無	24190	CBZ021382001	無
630	鞏膜手術用矽帶　＃２７６	SILICON TIRE 276	I艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	鞏膜扣帶術潛在性合併症，如術中看起來似魚嘴或術後脈絡膜剝離，鞏膜靡爛，角膜上皮細胞水腫等	本矽膠視網膜植入物是採用百分之百的植入及矽膠製成，視網膜植入夾是用鉬金屬製造。所有視網膜植入物與磁振照影相容且不含乳膠。產品可單獨或搭配使用，並提供最適合的形狀及尺寸以有效完成鞏膜扣壓術。	無相同健保給付之品項	1400	TBS01S30175L	無
631	SCLERAL SPONGE 505	SCLERAL SPONGE 505	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	鞏膜扣帶術潛在性合併症，如術中看起來似魚嘴或術後脈絡膜剝離，鞏膜靡爛，角膜上皮細胞水腫等	本矽膠視網膜植入物是採用百分之百的植入及矽膠製成，視網膜植入夾是用鉬金屬製造。所有視網膜植入物與磁振照影相容且不含乳膠。產品可單獨或搭配使用，並提供最適合的形狀及尺寸以有效完成鞏膜扣壓術。	無相同健保給付之品項	3100	TBS01S19825L	無
632	SCLERAL SPONGE 506	SCLERAL SPONGE 506	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	鞏膜扣帶術潛在性合併症，如術中看起來似魚嘴或術後脈絡膜剝離，鞏膜靡爛，角膜上皮細胞水腫等	本矽膠視網膜植入物是採用百分之百的植入及矽膠製成，視網膜植入夾是用鉬金屬製造。所有視網膜植入物與磁振照影相容且不含乳膠。產品可單獨或搭配使用，並提供最適合的形狀及尺寸以有效完成鞏膜扣壓術。	無相同健保給付之品項	3100	TBS01S19825L	無
633	鞏膜手術用矽帶　＃４１	SILICON BAND 41	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	鞏膜扣帶術潛在性合併症，如術中看起來似魚嘴或術後脈絡膜剝離，鞏膜靡爛，角膜上皮細胞水腫等	本矽膠視網膜植入物是採用百分之百的植入及矽膠製成，視網膜植入夾是用鉬金屬製造。所有視網膜植入物與磁振照影相容且不含乳膠。產品可單獨或搭配使用，並提供最適合的形狀及尺寸以有效完成鞏膜扣壓術。	無相同健保給付之品項	1250	TBS01S29695L	無
634	鞏膜手術用矽帶　＃４２	SILICON BAND 42	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	鞏膜扣帶術潛在性合併症，如術中看起來似魚嘴或術後脈絡膜剝離，鞏膜靡爛，角膜上皮細胞水腫等	本矽膠視網膜植入物是採用百分之百的植入及矽膠製成，視網膜植入夾是用鉬金屬製造。所有視網膜植入物與磁振照影相容且不含乳膠。產品可單獨或搭配使用，並提供最適合的形狀及尺寸以有效完成鞏膜扣壓術。	無相同健保給付之品項	1250	TBS01S29695L	無

635	克滲凝外科手術封合劑 COSEAL SURGICAL SEALANT 4ML AS:BAXTER 934074	COSEAL SURGICAL SEALANT 4ML AS:BAXTER 934074	使用克滲凝外科手術封合劑可輔助延動、靜脈重建手術縫合線之封合，可減少術中及術後輸血的需求，減少術後引流量，並且減少病患的住院天數	在多中心臨床研究中沒有其他與本產品有關的不良反應事件被通報。	1.一種全合成的手術密合劑及黏著屏障，不包含人類血液來源的添加物。2.能快速封合人工血管吻合口。3.文獻上顯示能預防術後組織的沾粘發生。4.產品會在30天內被完全吸收，並維持彈性，不會限制正常的生理擴張。	止血棉：止血時間長易影響手術品質，且移除後有再出血的疑慮。Coseal產品能快速封合人工血管吻合口。(止血棉目前無健保給付皆為自費)	29000	TTZ025954002	無
636	止血停　不織布型　７０Ｘ３５Ｘ１MM	AVITENE 70MM X 35MM X 1MM	外科手術時當以結紮或傳統方法無效或無法有效止血時，做為止血之輔助品。	如潛在性感染包括膿腫(abscess)形成，血腫(hematoma)，傷口裂開和縱膈炎(mediastinitis)	"1.由膠原蛋白製成, 可被身體吸收之局部止血劑。2.促進血小板凝固凝集, 對於組織出血能快速有效的止血。 3.可作為手術過程中，當傳統止血方法無效時的止血輔助用品。"	無同等級健保給付品項。	4600	WDZ009010001	"1.僅用止血所需之量，幾分鐘之後，除去多於的止血劑且不會再引起主動出血。但沒有將多餘的止血劑清除時，可能會引起腸粘結或壓迫到輸尿管而造成傷害。2.已知對牛來源物質過敏的病人,不建議使用。"
637	克滲凝外科手術封合劑應用導管 COSEAL SURGICAL SEALANT APPLICATOR 7CM AS：BAXTER 934033	COSEAL SURGICAL SEALANT APPLICATOR 7CM AS：BAXTER 934033	針對手術病人之手術部位輔助止血。	無	本特材須與搭配同廠牌之封合劑使用以混合及傳送該封合劑。不得與其他製造商配件混用。	只適用於主產品Coseal。	520	TTZ021182001	不得使用其他製造商產品混用。
638	克滲凝外科手術封合劑應用導管 COSEAL SURGICAL SEALANT APPLICATOR 22CM AS：BAXTER 934034	COSEAL SURGICAL SEALANT APPLICATOR 22CM AS：BAXTER 934034	本品用於混合及傳送CoSeal外科手術 封合劑之兩種成分。	無	無	無健保給付項目	520	TTZ021182002	只適用於主產品Coseal。
639	伏血凝止血劑 FLOSEAL HEMOSTATIC MATRIX 5ML AS:BAXTER 1501825	FLOSEAL HEMOSTATIC MATRIX 5ML AS:BAXTER 1501825	1一種凝膠和凝血?基質，用於滲血到瞋血狀況的止血 2針對組織出血能快速有效的止血 3不須身體凝血因子就能達到止血效果 4只限用於止血功能 5符合生理性，6至8週即可被人體吸收	如同其他的血製品，及少數人會產生過敏反應，臨床試驗過程中，未曾有因使用相同人類凝血?成份的不同產品，而產生不良反應的報告經微的不良反應可以抗組織胺來處理，嚴重低血壓反應需要立即以當前的休克處理原則介入處理。	除眼科手術外，伏血凝止血劑可作為手術過程中，當結紮術止血法或傳統的止血方式都不可行時的止血輔助物。	無健保給付之品項	15600	TTZ020377001	無
640	止血氧化纖維棉 SURGICEL FIBRILLAR ABSORBABLE HEMOSTASIS2"X4" AS:ETHICON 1962	SURGICEL FIBRILLAR ABSORBABLE HEMOSTASIS2"X4" AS:ETHICON 1962	縫合或其他傳統止血方法無效時使用，以達成小動(靜)脈、微血管的止血	過去曾有患者發生體液封入(Encapsulation）與異物反應。	1.可塑造不同形狀與厚度適用於不規則表面	目前無健保給付同類品項	2090	THZ020520002	避免存留於骨孔中或其周圍；骨頭交界處、脊椎以及視神經和視束交叉。此為止血氧化纖維會膨脹因而產生壓力引起神經性傷害，因此多餘的止血氧化纖維應該取出
641	克滲凝外科手術噴霧導管套組 COSEAL SPRAY SET AS：BAXTER REF0600021	COSEAL SPRAY SET AS：BAXTER REF0600021	配合Coseal產品使用，適用於較大的手術面積上以噴霧的方式可更均勻的將Coseal外科手術封合劑應用在各種型態的手術表面。	無	以噴霧的方式可更均勻的將Coseal外科手術封合劑應用在各種型態的手術表面。	無健保給付項目	525	TTZ020467001	只適用於主產品Coseal。
642	止血氧化纖維棉 SURGICEL NU-KNIT ABSORBABLE HEMOSTASIS 1"X1" AS:ETHICON 1940	SURGICEL NU-KNIT ABSORBABLE HEMOSTASIS 1"X1" AS:ETHICON 1940	當縫合或其他傳統止血方法無效時，用以達成小動(靜)脈、微血管出血的止血	過去曾有患者發生體液封入(Encapsulation）與異物反應。	1.可用於包覆器官或進行縫合2. 約7-14天可由人體吸收以降低異物存於體內所造成之感染風險3.可降低易造成術後手術傷口感染的抗菌性菌種以預防併發症感染4.快速止血，減少因出血相關併發症及輸血所造成的經濟與生理負擔	目前無健保給付同類品項	680	THZ020520001	應避免存留於骨孔中或其周圍、骨頭交界處、脊椎以及視神經和視束交叉；以免因止血氧化纖維膨脹可能產生之壓力引起神經性傷害，故多餘的止血氧化纖維應該取出
643	止血氧化纖維棉 SURGICEL NU-KNIT ABSORBABLE HEMOSTASIS 1"X3.5" AS:ETHICON 1941	SURGICEL NU-KNIT ABSORBABLE HEMOSTASIS 1"X3.5" AS:ETHICON 1941	當縫合或其他傳統止血方法無效時，用以達成小動(靜)脈、微血管出血的止血	過去曾有患者發生體液封入(Encapsulation）與異物反應。	1.可用於包覆器官或進行縫合2. 約7-14天可由人體吸收以降低異物存於體內所造成之感染風險3.可降低易造成術後手術傷口感染的抗菌性菌種以預防併發症感染4.快速止血，減少因出血相關併發症及輸血所造成的經濟與生理負擔	目前無健保給付同類品項	1600	THZ020520001	應避免存留於骨孔中或其周圍、骨頭交界處、脊椎以及視神經和視束交叉；以免因止血氧化纖維膨脹可能產生之壓力引起神經性傷害，故多餘的止血氧化纖維應該取出
644	止血氧化纖維棉 SURGICEL FIBRILLAR ABSORBABLE HEMOSTASIS1"X2" AS:ETHICON 1961	SURGICEL FIBRILLAR ABSORBABLE HEMOSTASIS1"X2" AS:ETHICON 1961	縫合或其他傳統止血方法無效時使用，以達成小動(靜)脈、微血管的止血	過去曾有患者發生體液封入(Encapsulation）與異物反應。	1.可塑造不同形狀與厚度適用於不規則表面	目前無健保給付同類品項	1600	THZ020520001	避免存留於骨孔中或其周圍；骨頭交界處、脊椎以及視神經和視束交叉。此為止血氧化纖維會膨脹因而產生壓力引起神經性傷害，因此多餘的止血氧化纖維應該取出
645	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP DISTAL HUMERUS PLATE 3.5MM 11H AS:SYNTHES 424.834	MATHYS LCP DISTAL HUMERUS PLATE 3.5MM 11H AS:SYNTHES 424.834	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	強度為健保316L鋼材3倍，為同產品鈦合金強度1.5-2倍，同時此鋼材不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之臨床問題。互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	60000	FBZ007815012	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
646	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 8H AS:SYNTHES 426.581	MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 8H AS:SYNTHES 426.581	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之癒合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	41000	FBZ007815005	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
647	脛骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 10H RIGHT AS:SYNTHES 439.990	LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 10H RIGHT AS:SYNTHES 439.990	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.細短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ019793003	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
648	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 6H AS:SYNTHES 426.561	MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 6H AS:SYNTHES 426.561	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	強度為健保316L鋼材3倍，為同產品鈦合金強度1.5-2倍，同時此鋼材不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之臨床問題。互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	41000	FBZ007815005	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
649	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 7H AS:SYNTHES 426.571	MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 7H AS:SYNTHES 426.571	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之癒合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	41000	FBZ007815005	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
650	脛骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 12H LEFT AS:SYNTHES 439.993	LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 12H LEFT AS:SYNTHES 439.993	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	強度為健保316L鋼材3倍，為同產品鈦合金強度1.5-2倍，同時此鋼材不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之臨床問題。互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	72000	FBZ019793003	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
651	脛骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 10H LEFT AS:SYNTHES 439.991	LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 10H LEFT AS:SYNTHES 439.991	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.細短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ019793003	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。

652	經骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 12H RIGHT AS:SYNTHES 439.992	LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 12H RIGHT AS:SYNTHES 439.992	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	強度為健保316L鋼材3倍，為同產品鈦合金強度1.5-2倍，同時此鋼材不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之臨床問題。互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫、延遲癒合/不癒合等常見併發症	72000	FBZ019793003	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
653	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 XPE TIBIAL INSERT #2 15MM AS：UNITED 2303-3624	XPE TIBIAL INSERT #2 15MM AS：UNITED 2303-3624	1.風濕型關節炎2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者3.截骨術失敗、半關節成型術	1植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變2經/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)3感染、傷口敗血症4引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等5皮膚結痂或傷口延遲癒合	1適用全人工膝關節置換以做為換材料的的另一種選擇2材質與設計可減少磨耗率	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之慮慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度。	42000	FBZ001396001	術後依醫囑限制活動並勿過度施壓手術之關節；並需定期做X光檢查
654	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 XPE TIBIAL INSERT #3 11MM AS：UNITED 2303-3632	XPE TIBIAL INSERT #3 11MM AS：UNITED 2303-3632	1.風濕型關節炎2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者3.截骨術失敗、半關節成型術	1植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變2經/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)3感染、傷口敗血症4引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等5皮膚結痂或傷口延遲癒合	1適用全人工膝關節置換以做為換材料的的另一種選擇2材質與設計可減少磨耗率	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之慮慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度。	42000	FBZ001396001	術後依醫囑限制活動並勿過度施壓手術之關節；並需定期做X光檢查
655	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 XPE TIBIAL INSERT #4 11MM AS：UNITED 2303-3642	XPE TIBIAL INSERT #4 11MM AS：UNITED 2303-3642	1.風濕型關節炎2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者3.截骨術失敗、半關節成型術	1植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變2經/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)3感染、傷口敗血症4引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等5皮膚結痂或傷口延遲癒合	1適用全人工膝關節置換以做為換材料的的另一種選擇2材質與設計可減少磨耗率	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之慮慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度。	42000	FBZ001396001	術後依醫囑限制活動並勿過度施壓手術之關節；並需定期做X光檢查
656	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 XPE TIBIAL INSERT #2 18MM AS：UNITED 2303-3625	XPE TIBIAL INSERT #2 18MM AS：UNITED 2303-3625	1.風濕型關節炎2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者3.截骨術失敗、半關節成型術	1植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變2經/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)3感染、傷口敗血症4引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等5皮膚結痂或傷口延遲癒合	1適用全人工膝關節置換以做為換材料的的另一種選擇2材質與設計可減少磨耗率	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之慮慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度。	42000	FBZ001396001	術後依醫囑限制活動並勿過度施壓手術之關節；並需定期做X光檢查
657	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 XPE TIBIAL INSERT #4 18MM AS：UNITED 2303-3645	XPE TIBIAL INSERT #4 18MM AS：UNITED 2303-3645	1.風濕型關節炎2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者3.截骨術失敗、半關節成型術	1植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變2經/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)3感染、傷口敗血症4引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等5皮膚結痂或傷口延遲癒合	1適用全人工膝關節置換以做為換材料的的另一種選擇2材質與設計可減少磨耗率	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之慮慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度。	42000	FBZ001396001	術後依醫囑限制活動並勿過度施壓手術之關節；並需定期做X光檢查
658	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 XPE TIBIAL INSERT #3 9MM AS：UNITED 2303-3631	XPE TIBIAL INSERT #3 9MM AS：UNITED 2303-3631	1.風濕型關節炎2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者3.截骨術失敗、半關節成型術	1植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變2經/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)3感染、傷口敗血症4引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等5皮膚結痂或傷口延遲癒合	1適用全人工膝關節置換以做為換材料的的另一種選擇2材質與設計可減少磨耗率	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之慮慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度。	42000	FBZ001396001	術後依醫囑限制活動並勿過度施壓手術之關節；並需定期做X光檢查
659	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 XPE TIBIAL INSERT #5 18MM AS：UNITED 2303-3655	XPE TIBIAL INSERT #5 18MM AS：UNITED 2303-3655	1.風濕型關節炎2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者3.截骨術失敗、半關節成型術	1植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變2經/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)3感染、傷口敗血症4引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等5皮膚結痂或傷口延遲癒合	1適用全人工膝關節置換以做為換材料的的另一種選擇2材質與設計可減少磨耗率	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之慮慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度。	42000	FBZ001396001	術後依醫囑限制活動並勿過度施壓手術之關節；並需定期做X光檢查
660	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 XPE TIBIAL INSERT #4 13MM AS：UNITED 2303-3643	XPE TIBIAL INSERT #4 13MM AS：UNITED 2303-3643	1.風濕型關節炎2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者3.截骨術失敗、半關節成型術	1植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變2經/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)3感染、傷口敗血症4引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等5皮膚結痂或傷口延遲癒合	1適用全人工膝關節置換以做為換材料的的另一種選擇2材質與設計可減少磨耗率	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之慮慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度。	42000	FBZ001396001	術後依醫囑限制活動並勿過度施壓手術之關節；並需定期做X光檢查
661	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 XPE TIBIAL INSERT #6 13MM AS：UNITED 2303-3663	XPE TIBIAL INSERT #6 13MM AS：UNITED 2303-3663	1.風濕型關節炎2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者3.截骨術失敗、半關節成型術	1植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變2經/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)3感染、傷口敗血症4引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等5皮膚結痂或傷口延遲癒合	1適用全人工膝關節置換以做為換材料的的另一種選擇2材質與設計可減少磨耗率	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之慮慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度。	42000	FBZ001396001	術後依醫囑限制活動並勿過度施壓手術之關節；並需定期做X光檢查
662	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 XPE TIBIAL INSERT #4 15MM AS：UNITED 2303-3644	XPE TIBIAL INSERT #4 15MM AS：UNITED 2303-3644	1.風濕型關節炎2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者3.截骨術失敗、半關節成型術	1植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變2經/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)3感染、傷口敗血症4引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等5皮膚結痂或傷口延遲癒合	1適用全人工膝關節置換以做為換材料的的另一種選擇2材質與設計可減少磨耗率	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之慮慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度。	42000	FBZ001396001	術後依醫囑限制活動並勿過度施壓手術之關節；並需定期做X光檢查
663	TRANSARTICULAR TITANIUM SCREW DIA 4.0MM/32MM AESCULAP LB472T	TRANSARTICULAR TITANIUM SCREW DIA 4.0MM/32MM AESCULAP LB472T	"1.頸椎第二節齒狀凸骨折 2. 經由口腔做齒狀凸切除術3. 齒狀凸慢性未癒合 4. 頸椎第一,二節關節不穩定"	無	"本產品為分為頸椎前開及後開二種螺釘1. 前開可固定齒狀凸骨折並拉回復位2. 後開可固定頸椎第一,二節不穩定,並可解除因第一,二節不穩定產生的症狀"	"健保品項為不鏽鋼材質,本品為鈦合金材質,生物相融性強,不易產生植入後排斥等狀況"	12900	FBZ009117001	不可用於:1. 椎體動脈膨脹至第一頸椎體 2. 置入螺絲之部位有解剖或骨頭結構之改變
664	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 XPE TIBIAL INSERT #6 9MM AS：UNITED 2303-3661	XPE TIBIAL INSERT #6 9MM AS：UNITED 2303-3661	1.風濕型關節炎2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者3.截骨術失敗、半關節成型術	1植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變2經/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)3感染、傷口敗血症4引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等5皮膚結痂或傷口延遲癒合	1適用全人工膝關節置換以做為換材料的的另一種選擇2材質與設計可減少磨耗率	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之慮慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度。	42000	FBZ001396001	術後依醫囑限制活動並勿過度施壓手術之關節；並需定期做X光檢查
665	TRANSARTICULAR TITANIUM SCREW DIA4.0MM/40MM AESCULAP LB480T	TRANSARTICULAR TITANIUM SCREW DIA4.0MM/40MM AESCULAP LB480T	"1.頸椎第二節齒狀凸骨折 2. 經由口腔做齒狀凸切除術3. 齒狀凸慢性未癒合 4. 頸椎第一,二節關節不穩定"	無	"本產品為分為頸椎前開及後開二種螺釘1. 前開可固定齒狀凸骨折並拉回復位2. 後開可固定頸椎第一,二節不穩定,並可解除因第一,二節不穩定產生的症狀"	"健保品項為不鏽鋼材質,本品為鈦合金材質,生物相融性強,不易產生植入後排斥等狀況"	12900	FBZ009117001	不可用於:1. 椎體動脈膨脹至第一頸椎體 2. 置入螺絲之部位有解剖或骨頭結構之改變
666	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 XPE TIBIAL INSERT #6 11MM AS：UNITED 2303-3662	XPE TIBIAL INSERT #6 11MM AS：UNITED 2303-3662	1.風濕型關節炎2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者3.截骨術失敗、半關節成型術	1植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變2經/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)3感染、傷口敗血症4引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等5皮膚結痂或傷口延遲癒合	1適用全人工膝關節置換以做為換材料的的另一種選擇2材質與設計可減少磨耗率	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之慮慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度。	42000	FBZ001396001	術後依醫囑限制活動並勿過度施壓手術之關節；並需定期做X光檢查
667	鎖定鈦螺絲 1.7MM LOCKING SCREW 13MM AS:STRYKER 53-17013E	1.7MM LOCKING SCREW 13MM AS:STRYKER 53-17013E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
668	TRANSARTICULAR TITANIUM SCREW DIA4.0MM/34MM AESCULAP LB474T	TRANSARTICULAR TITANIUM SCREW DIA4.0MM/34MM AESCULAP LB474T	"1.頸椎第二節齒狀凸骨折 2. 經由口腔做齒狀凸切除術3. 齒狀凸慢性未癒合 4. 頸椎第一,二節關節不穩定"	無	"本產品為分為頸椎前開及後開二種螺釘1. 前開可固定齒狀凸骨折並拉回復位2. 後開可固定頸椎第一,二節不穩定,並可解除因第一,二節不穩定產生的症狀"	"健保品項為不鏽鋼材質,本品為鈦合金材質,生物相融性強,不易產生植入後排斥等狀況"	12900	FBZ009117001	不可用於:1. 椎體動脈膨脹至第一頸椎體 2. 置入螺絲之部位有解剖或骨頭結構之改變
669	鎖定鈦螺絲 1.7MM LOCKING SCREW 16MM AS:STRYKER 53-17016E	1.7MM LOCKING SCREW 16MM AS:STRYKER 53-17016E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
670	TRANSARTICULAR TITANIUM SCREW DIA4.0MM/36MM AESCULAP LB476T	TRANSARTICULAR TITANIUM SCREW DIA4.0MM/36MM AESCULAP LB476T	"1.頸椎第二節齒狀凸骨折 2. 經由口腔做齒狀凸切除術3. 齒狀凸慢性未癒合 4. 頸椎第一,二節關節不穩定"	無	"本產品為分為頸椎前開及後開二種螺釘1. 前開可固定齒狀凸骨折並拉回復位2. 後開可固定頸椎第一,二節不穩定,並可解除因第一,二節不穩定產生的症狀"	"健保品項為不鏽鋼材質,本品為鈦合金材質,生物相融性強,不易產生植入後排斥等狀況"	12900	FBZ009117001	不可用於:1. 椎體動脈膨脹至第一頸椎體 2. 置入螺絲之部位有解剖或骨頭結構之改變

671	鎖定鈦螺絲 1.7MM LOCKING SCREW 14MM AS:STRYKER 53-17014E	1.7MM LOCKING SCREW 14MM AS:STRYKER 53-17014E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
672	鎖定鈦螺絲 1.7MM LOCKING SCREW 15MM AS:STRYKER 53-17015E	1.7MM LOCKING SCREW 15MM AS:STRYKER 53-17015E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
673	漏斗胸矯正板 PECTUS SUPPORT BAR 40.6CM AS:BIOMET MICROFIXATION 01-3716	PECTUS SUPPORT BAR 40.6CM AS:BIOMET MICROFIXATION 01-3716	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	無	生邁漏斗胸矯正板是一種可幫助矯正漏斗胸的手術器械。醫師藉此種矯正板將內凹的胸骨往外推，而達到重新塑造及改善胸部外形的目的。當胸骨已有明顯改善時，即應將矯正板移除。生邁漏斗胸矯正板是由一種ASTM F-138不鏽鋼所製成的。	無	35000	FBP06PTSBSWR	無
674	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL ψ10.0MM 315MM AS:SYNTHES 04.004.443	EXPERT TIBIAL NAIL ψ10.0MM 315MM AS:SYNTHES 04.004.443	提供較多穩定度對於假關節、腫瘤、癒合不良及疏鬆骨的錨定能力佳，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	提供較多穩定度對於假關節、腫瘤、癒合不良及疏鬆骨的錨定能力佳，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ018775001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
676	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL ψ9.0MM 345MM AS:SYNTHES 04.004.349	EXPERT TIBIAL NAIL ψ9.0MM 345MM AS:SYNTHES 04.004.349	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	提供較多穩定度對於假關節、腫瘤、癒合不良及疏鬆骨的錨定能力佳，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ018775001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
677	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL ψ9.0MM 360MM AS:SYNTHES 04.004.352	EXPERT TIBIAL NAIL ψ9.0MM 360MM AS:SYNTHES 04.004.352	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	提供較多穩定度對於假關節、腫瘤、癒合不良及疏鬆骨的錨定能力佳，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ018775001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
678	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL ψ9.0MM 375MM AS:SYNTHES 04.004.355	EXPERT TIBIAL NAIL ψ9.0MM 375MM AS:SYNTHES 04.004.355	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.細短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	提供較多穩定度對於假關節、腫瘤、癒合不良及疏鬆骨的錨定能力佳，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ018775001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
679	上方鎖骨鎖定加壓骨板 LCP SUPERIOR CLAVICLE PLATE 3.5MM RIGHT 6H AS:SYNTHES 04.112.080	LCP SUPERIOR CLAVICLE PLATE 3.5MM RIGHT 6H AS:SYNTHES 04.112.080	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	強度為健保316L鋼材3倍，為同產品鈦合金強度1.5-2倍，同時此鋼材不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之臨床問題。互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	73000	FBZ023405001	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
680	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL ψ10.0MM 285MM AS:SYNTHES 04.004.437	EXPERT TIBIAL NAIL ψ10.0MM 285MM AS:SYNTHES 04.004.437	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.細短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	提供較多穩定度對於假關節、腫瘤、癒合不良及疏鬆骨的錨定能力佳，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ018775001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
681	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL ψ10.0MM 300MM AS:SYNTHES 04.004.440	EXPERT TIBIAL NAIL ψ10.0MM 300MM AS:SYNTHES 04.004.440	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.細短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	提供較多穩定度對於假關節、腫瘤、癒合不良及疏鬆骨的錨定能力佳，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ018775001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
682	上方鎖骨鎖定加壓骨板 LCP SUPERIOR CLAVICLE PLATE 3.5MM LEFT 6H AS:SYNTHES 04.112.081	LCP SUPERIOR CLAVICLE PLATE 3.5MM LEFT 6H AS:SYNTHES 04.112.081	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	強度為健保316L鋼材3倍，為同產品鈦合金強度1.5-2倍，同時此鋼材不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之臨床問題。互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	73000	FBZ023405001	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
683	上方鎖骨鎖定加壓骨板 LCP SUPERIOR CLAVICLE PLATE 3.5MM RIGHT 7H AS:SYNTHES 04.112.082	LCP SUPERIOR CLAVICLE PLATE 3.5MM RIGHT 7H AS:SYNTHES 04.112.082	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	強度為健保316L鋼材3倍，為同產品鈦合金強度1.5-2倍，同時此鋼材不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之臨床問題。互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	73000	FBZ023405001	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
684	鎖定加壓鎖骨鉤骨板 LCP CLAVICLE HOOK PLATE 3.5X18MM 6H LEFT AS:SYNTHES 441.097	LCP CLAVICLE HOOK PLATE 3.5X18MM 6H LEFT AS:SYNTHES 441.097	1.鎖骨遠端骨折。.2.肩峰鎖骨關節脫位	1.異物感。.2.部份病患有肩峰鎖骨外側,完全人體功學設計,骨板不必折彎,手術時間。"	"骨板的形狀和尺寸配合肩峰鎖骨外側,完全人體功學設計,骨板不必折彎,手術時間。"	更好的穩定性與固定效果	60000	FBZ019735001	請遵照醫師衛教規定。
685	同軸套管 VACORA COAXIAL CANNULA 10G X 118MM AS:BARD VC10118	VACORA COAXIAL CANNULA 10G X 118MM AS:BARD VC10118	病灶組織切片，確定疾病診斷以利手術或治療	可能的併發症包含組織取樣部位及周圍區域，如血腫、出血、感染、癒合不良、疼痛及取樣的組織黏附於穿刺路徑上。	1 提供單一無菌的路徑以便重複進出病灶切片取樣 2 增加對病灶取樣的效率及準確性 3 配合各部位備有各種齊全的規格	可提供比健保給付品項所取出的樣本更大更完整以提高組織學檢驗的成功率與可靠度	1785	NEZ014274001	使用前檢查包裝是否密合
686	立體定位桌針導引組 NEEDLE GUIDE LORAD STEREOTACTIC TABLE 4.0MM AS:BARD VBB40LO	NEEDLE GUIDE LORAD STEREOTACTIC TABLE 4.0MM AS:BARD VBB40LO	病灶組織切片，確定疾病診斷以利手術或治療	可能的併發症限於組織取樣部位的周圍區域，並且包含血腫、出血、感染、未治癒之創傷、疼痛及從乳房移除組織取樣探針時組織黏附於探針。	1 提供單一無菌的路徑以便重複進出病灶切片取樣 2 增加對病灶取樣的效率及準確性 3 配合各部位備有各種齊全的規格	可提供比健保給付品項所取出的樣本更大更完整以提高組織學檢驗的成功率與可靠度	490	NEZ014274001	使用前檢查包裝是否密合
687	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM O.D:10mm L:90mm AS:BBP-100918	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM O.D:10mm L:90mm AS:BBP-100918	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無健保給付同類品可比較，整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通。
688	立體定位桌針導引組 NEEDLE GUIDE LORAD STEREOTACTIC TABLE 4.5MM AS:BARD VBB45LO	NEEDLE GUIDE LORAD STEREOTACTIC TABLE 4.5MM AS:BARD VBB45LO	病灶組織切片，確定疾病診斷以利手術或治療	可能的併發症包含組織取樣部位及周圍區域，如血腫、出血、感染、癒合不良、疼痛及取樣的組織黏附於穿刺路徑上。	1 提供單一無菌的路徑以便重複進出病灶切片取樣 2 增加對病灶取樣的效率及準確性 3 配合各部位備有各種齊全的規格	可提供比健保給付品項所取出的樣本更大更完整以提高組織學檢驗的成功率與可靠度	490	NEZ014274001	使用前檢查包裝是否密合
689	組織取樣探針 VACORA BIOPSY PROBE 10G X 118MM AS:BARD VB10118	VACORA BIOPSY PROBE 10G X 118MM AS:BARD VB10118	病灶組織切片，確定疾病診斷以利手術或治療	可能的併發症包含組織取樣部位及周圍區域，如血腫、出血、感染、癒合不良、疼痛及取樣的組織黏附於穿刺路徑上。	1 提供單一無菌的路徑以便重複進出病灶切片取樣 2 增加對病灶取樣的效率及準確性 3 配合各部位備有各種齊全的規格	可提供比健保給付品項所取出的樣本更大更完整以提高組織學檢驗的成功率與可靠度	7840	NEZ014274001	使用前檢查包裝是否密合
690	組織取樣探針 VACORA BIOPSY PROBE 10G X 140MM AS:BARD VB10140	VACORA BIOPSY PROBE 10G X 140MM AS:BARD VB10140	病灶組織切片，確定疾病診斷以利手術或治療	可能的併發症限於組織取樣部位的周圍區域，並且包含血腫、出血、感染、未治癒之創傷、疼痛及從乳房移除組織取樣探針時組織黏附於探針。	1 提供單一無菌的路徑以便重複進出病灶切片取樣 2 增加對病灶取樣的效率及準確性 3 配合各部位備有各種齊全的規格	可提供比健保給付品項所取出的樣本更大更完整以提高組織學檢驗的成功率與可靠度	7840	NEZ014274001	使用前檢查包裝是否密合
691	捷威血管擴張術氣球導管 2.0X15MM AS:BOSTON 20722-1520	GATEWAY PTA BALLOON CATHETER 2.0X15MM AS:BOSTON 20722-1520	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無已知副作用。	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無	24190	CBZ021382001	無
692	捷威血管擴張術氣球導管 1.5X15MM AS:BOSTON 20722-1515	GATEWAY PTA BALLOON CATHETER 1.5X15MM AS:BOSTON 20722-1515	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無已知副作用。	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無	24190	CBZ021382001	無
693	捷威血管擴張術氣球導管 2.25X15MM AS:BOSTON 20722-1522	GATEWAY PTA BALLOON CATHETER 2.25X15MM AS:BOSTON 20722-1522	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無已知副作用。	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無	24190	CBZ021382001	無
694	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM O.D:10mm L:100mm AS:BBP-101006	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM O.D:10mm L:100mm AS:BBP-101006	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無健保給付同類品可比較，整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通。
695	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM O.D:10mm L:100mm AS:BBP-101018	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM O.D:10mm L:100mm AS:BBP-101018	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無健保給付同類品可比較，整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通。
696	捷威血管擴張術氣球導管 2.0X20MM AS:BOSTON 20722-2020	GATEWAY PTA BALLOON CATHETER 2.0X20MM AS:BOSTON 20722-2020	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無已知副作用。	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無	24190	CBZ021382001	無

697	捷威血管擴張術氣球導管 1.5X20MM AS:BOSTON 20722-2015	GATEWAY PTA BALLOON CATHETER 1.5X20MM AS:BOSTON 20722-2015	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無已知副作用。	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無	24190	CBZ021382001	無
698	捷威血管擴張術氣球導管 2.25X20MM AS:BOSTON 20722-2022	GATEWAY PTA BALLOON CATHETER 2.25X20MM AS:BOSTON 20722-2022	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無已知副作用。	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無	24190	CBZ021382001	無
699	捷威血管擴張術氣球導管 2.75X9MM AS:BOSTON 20722-0927	GATEWAY PTA BALLOON CATHETER 2.75X9MM AS:BOSTON 20722-0927	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無已知副作用。	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無	24190	CBZ021382001	無
700	捷威血管擴張術氣球導管 3.0X9MM AS:BOSTON 20722-0930	GATEWAY PTA BALLOON CATHETER 3.0X9MM AS:BOSTON 20722-0930	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無已知副作用。	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無	24190	CBZ021382001	無
701	捷威血管擴張術氣球導管 3.5X9MM AS:BOSTON 20722-0935	GATEWAY PTA BALLOON CATHETER 3.5X9MM AS:BOSTON 20722-0935	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無已知副作用。	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無	24190	CBZ021382001	無
702	捷威血管擴張術氣球導管 2.5X9MM AS:BOSTON 20722-0925	GATEWAY PTA BALLOON CATHETER 2.5X9MM AS:BOSTON 20722-0925	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無已知副作用。	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無	24190	CBZ021382001	無
703	捷威血管擴張術氣球導管 3.75X9MM AS:BOSTON 20722-0937	GATEWAY PTA BALLOON CATHETER 3.75X9MM AS:BOSTON 20722-0937	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無已知副作用。	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無	24190	CBZ021382001	無
704	捷威血管擴張術氣球導管 2.5X20MM AS:BOSTON 20722-2025	GATEWAY PTA BALLOON CATHETER 2.5X20MM AS:BOSTON 20722-2025	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無已知副作用。	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無	24190	CBZ021382001	無
705	捷威血管擴張術氣球導管 2.75X15MM AS:BOSTON 20722-1527	GATEWAY PTA BALLOON CATHETER 2.75X15MM AS:BOSTON 20722-1527	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無已知副作用。	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無	24190	CBZ021382001	無
706	捷威血管擴張術氣球導管 3.0X15MM AS:BOSTON 20722-1530	GATEWAY PTA BALLOON CATHETER 3.0X15MM AS:BOSTON 20722-1530	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無已知副作用。	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無	24190	CBZ021382001	無
707	捷威血管擴張術氣球導管 3.5X15MM AS:BOSTON 20722-1535	GATEWAY PTA BALLOON CATHETER 3.5X15MM AS:BOSTON 20722-1535	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無已知副作用。	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無	24190	CBZ021382001	無
708	捷威血管擴張術氣球導管 2.5X15MM AS:BOSTON 20722-1525	GATEWAY PTA BALLOON CATHETER 2.5X15MM AS:BOSTON 20722-1525	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無已知副作用。	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無	24190	CBZ021382001	無
709	捷威血管擴張術氣球導管 3.75X15MM AS:BOSTON 20722-1537	GATEWAY PTA BALLOON CATHETER 3.75X15MM AS:BOSTON 20722-1537	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無已知副作用。	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無	24190	CBZ021382001	無
710	微粒子栓塞裝置 SIZE RANGE(UM)500-700 1ML ORDER NUMBER 610GH	EMBOSPHERE MICROSPHERES SIZE RANGE(UM)500-700 1ML ORDER NUMBER 610GH	用於血管栓塞術治療血管腫瘤與動脈、靜脈血管畸形疾病及子宮肌瘤的徵兆	?在併發症包括因動脈管的靜脈分支引起的肺栓塞、局部缺血、組織受損、血管破裂或血腫、血管瘤學、發炎、過敏、疼痛、死亡	"Embosphere微粒子為生化相容性,親水性,非分解性的精密的規格化的微粒子球,採用ACRLIC POLYMER材質結合PORCINE GELATIN製成"	無	8000	CMW01210GHQK	無
711	微粒子栓塞裝置 SIZE RANGE(UM)300-500 1ML ORDER NUMBER 410GH	EMBOSPHERE MICROSPHERES SIZE RANGE(UM)300-500 1ML ORDER NUMBER 410GH	用於血管栓塞術治療血管腫瘤與動脈、靜脈血管畸形疾病及子宮肌瘤的徵兆	?在併發症包括因動脈管的靜脈分支引起的肺栓塞、局部缺血、組織受損、血管破裂或血腫、血管瘤學、發炎、過敏、疼痛、死亡	"Embosphere微粒子為生化相容性,親水性,非分解性的精密的規格化的微粒子球,採用ACRLIC POLYMER材質結合PORCINE GELATIN製成"	無	8000	CMW01210GHQK	無
712	捷威血管擴張術氣球導管 2.75X20MM AS:BOSTON 20722-2027	GATEWAY PTA BALLOON CATHETER 2.75X20MM AS:BOSTON 20722-2027	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無已知副作用。	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無	24190	CBZ021382001	無
713	捷威血管擴張術氣球導管 3.0X20MM AS:BOSTON 20722-2030	GATEWAY PTA BALLOON CATHETER 3.0X20MM AS:BOSTON 20722-2030	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無已知副作用。	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無	24190	CBZ021382001	無
714	捷威血管擴張術氣球導管 3.25X20MM AS:BOSTON 20722-2032	GATEWAY PTA BALLOON CATHETER 3.25X20MM AS:BOSTON 20722-2032	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無已知副作用。	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無	24190	CBZ021382001	無
715	捷威血管擴張術氣球導管 3.75X20MM AS:BOSTON 20722-2037	GATEWAY PTA BALLOON CATHETER 3.75X20MM AS:BOSTON 20722-2037	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無已知副作用。	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無	24190	CBZ021382001	無
716	捷威血管擴張術氣球導管 4.0X20MM AS:BOSTON 20722-2040	GATEWAY PTA BALLOON CATHETER 4.0X20MM AS:BOSTON 20722-2040	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無已知副作用。	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無	24190	CBZ021382001	無
717	遞西微珠藥物傳遞栓塞系統 DC BEAD 2ML 500-700UM 如:BIOCOMPATIBLES DC2V507	DC BEAD 2ML 500-700UM AS:BIOCOMPATIBLES DC2V507	本產品DC BEAD"百而康"遞西微珠藥物傳遞栓塞系統，用於裝填doxorubicin HCl以達成在供應惡性腫瘤養分的增生血管內形成栓塞與局部持續對腫瘤釋放一定劑量的doxorubicin，暫無健保給付。	死亡；逆流、穿透患部附近正常或其他動脈(床)；病灶破裂或血管出血、瘤學等；肺或非治療處栓塞；缺血性中風或梗塞；非預期部位缺血；微血管床飽和及組織損傷；腦神經等神經性缺損；感染或過敏；導管內血塊形成須取出	1.以聚乙烯醇製造，具有生物相容、親水、不被吸收等特性且僅能夠裝填鹽類doxorubicin的水凝膠微球體構成。2.勿與藥品併用在病灶血管內形成栓塞。3.勿對非惡性腫瘤或在大口徑動靜脈引流處行栓塞治療	無同等品(健保給付品項)可進行比較	60000	CMZ020976001	禁忌症：血管阻塞療法缺耐受性。受開放性顱外內血管吻合或引流。血管瘤學或出血、無法行導管或栓塞治療。有側枝血管路徑或末端動脈直連腦神經。腫瘤供養動脈妨礙遞西微珠運作或較發源動脈末端分枝小。動脈粥樣化疾病
718	微粒子栓塞裝置 SIZE RANGE(UM)100-300 1ML ORDER NUMBER 210GH	EMBOSPHERE MICROSPHERES SIZE RANGE(UM)100-300 1ML ORDER NUMBER 210GH	用於血管栓塞術治療血管腫瘤與動脈、靜脈血管畸形疾病及子宮肌瘤的徵兆	?在併發症包括因動脈管的靜脈分支引起的肺栓塞、局部缺血、組織受損、血管破裂或血腫、血管瘤學、發炎、過敏、疼痛、死亡	"Embosphere微粒子為生化相容性,親水性,非分解性的精密的規格化的微粒子球,採用ACRLIC POLYMER材質結合PORCINE GELATIN製成"	無	8000	CMW01210GHQK	無
719	微粒子栓塞裝置 SIZE RANGE(UM)900-1200 1ML ORDER NUMBER 1010GH	EMBOSPHERE MICROSPHERES SIZE RANGE(UM)900-1200 1ML ORDER NUMBER 1010GH	用於血管栓塞術治療血管腫瘤與動脈、靜脈血管畸形疾病及子宮肌瘤的徵兆	?在併發症包括因動脈管的靜脈分支引起的肺栓塞、局部缺血、組織受損、血管破裂或血腫、血管瘤學、發炎、過敏、疼痛、死亡	"Embosphere微粒子為生化相容性,親水性,非分解性的精密的規格化的微粒子球,採用ACRLIC POLYMER材質結合PORCINE GELATIN製成"	無	8000	CMW01210GHQK	無
720	遞西微珠藥物傳遞栓塞系統 DC BEAD 2ML 300-500UM 如:BIOCOMPATIBLES DC2V305	DC BEAD 2ML 300-500UM AS:BIOCOMPATIBLES DC2V305	僅用於裝填doxorubicin HCl以達成在供應惡性腫瘤養分的增生血管內形成栓塞與局部持續對腫瘤釋放一定劑量的doxorubicin。	死亡；逆流、穿透患部附近正常或其他動脈(床)；病灶破裂或血管出血、瘤學等；肺或非治療處栓塞；缺血性中風或梗塞；非預期部位缺血；微血管床飽和及組織損傷；腦神經等神經性缺損；感染或過敏；導管內血塊形成須取出	1以聚乙烯醇製造，具有生物相容、親水、不被吸收等特性且僅能夠裝填鹽類doxorubicin的水凝膠微球體構成。2勿與藥品併用在病灶血管內形成栓塞。3勿對非惡性腫瘤或在大口徑動靜脈引流處行栓塞治療	無同等品(健保給付品項)可進行比較	60000	CMZ020976001	禁忌症：血管阻塞療法缺耐受性。受開放性顱外內血管吻合或引流。血管瘤學或出血、無法行導管或栓塞治療。有側枝血管路徑或末端動脈直連腦神經。腫瘤供養動脈妨礙遞西微珠運作或較發源動脈末端分枝小。動脈粥樣化疾病
721	微粒子栓塞裝置 SIZE RANGE(UM)700-900 1ML ORDER NUMBER 810GH	EMBOSPHERE MICROSPHERES SIZE RANGE(UM)700-900 1ML ORDER NUMBER 810GH	用於血管栓塞術治療血管腫瘤與動脈、靜脈血管畸形疾病及子宮肌瘤的徵兆	?在併發症包括因動脈管的靜脈分支引起的肺栓塞、局部缺血、組織受損、血管破裂或血腫、血管瘤學、發炎、過敏、疼痛、死亡	"Embosphere微粒子為生化相容性,親水性,非分解性的精密的規格化的微粒子球,採用ACRLIC POLYMER材質結合PORCINE GELATIN製成"	無	8000	CMW01210GHQK	無
722	20極可控式生理電極導管 7FR 間距 2-10-2-10-2 AS:SJM 401904	LIVEWIRE STEERABLE ELECTROPHYSIOLOGY CATHETER 7FR DUO-DECAPOLAR SPACING:2-10-2-10-2 AS:SJM 401904	用於評估從心內到血管內的多種心律不整	無	1為可控電極導管，由聚亞胺酯絕緣體製成並裝置白金電極配合使用2可控式末端可從電極導管把手以轉動方式遠端操控	目前尚無任何既有健保給付之功能品項適用此適應症。	64300	CXZ021565001	1勿做電燒導管用2因電解質失衡、急性缺血和藥物中毒等急性因素，產生的結果不代表病人常態時，禁作電生理研究3病人原有之疾病可能因插管誘發心律不整並有死亡風險(如心肌梗塞、不穩定型心絞痛、血流動力學不穩)禁用

723	射釔菲爾釔90微球體 SIR SPHERES YTTRIUM 90 MICROSPHERES 如:SIRTEX	SIR SPHERES YTTRIUM 90 MICROSPHERES AS:SIRTEX	介入性栓塞或化學治療後腫瘤無法控制之原發性結(直)腸癌肝轉移．	常見的不良反應通常起因於輕微的栓塞後症候群，包括發燒、肝功能測試輕微到中度異常、腹痛、噁心、嘔吐、以及腹瀉．高放射能量可能引起的最重不良反應: 急性胰臟炎． 放射性肺炎．放射性肝炎 ．急性膽囊炎	選擇性體內放射治療有辦法將帶有高放射性源的微球(35μm，1μm=1/1000mm)注入腫瘤肝動脈的微細血管中，給與較體外放射治療高過10倍的輻射劑量(>100Gy)，達到腫瘤縮小及延緩疾病的惡化時間	"為獨特的放射線微球, 無健保品項的產品可相對應"	489070	FRZ022129001	肝功能不良者(如:B型肝炎黃疸指數過高等)不得使用
724	20極可控式生理電極導管 7FR 間距 2-20-2-2-25-2-25-2 AS:SJM 401918	LIVEWIRE STEERABLE ELECTROPHYSIOLOGY CATHETER 7FR DUO-DECAPOLAR SPACING:2-20-2-2-25-2-25-2 AS:SJM 401918	用於評估從心內到血管內的多種心律不整	無	1為可控電極導管，由聚亞胺酯絕緣體製成並裝置白金電極配合使用2可控式末端可從電極導管把手以轉動方式遠端操控	目前尚無任何既有健保給付之功能品項適用此適應症．	64300	CXZ021565001	1勿做電燒導管用2因電解質失衡、急性缺血和無物中毒等急性因素，產生的結果不代表病人常態時，禁作電生理研究3病人原有之疾病可能因插管誘發心律不整並有死亡風險(如心肌梗塞、不穩定型心絞痛、血流動力學不穩)禁用
725	海派栓塞微球體 HEPASPHERE EMBOLIZATION MICROSPHERES 如：BIOSPHERE MEDICAL V325HS	HEPASPHERE EMBOLIZATION MICROSPHERES AS:BIOSPHERE MEDICAL V325HS	用於血管栓塞術，使用時可選擇注入Doxorubicin-HCl而做為肝細胞腫瘤栓塞術、轉移性肝癌栓塞術之治療	"併發症近似於傳統TACE, 噁心、嘔吐及輕微的下腹部疼痛(18%), 胰臟炎(2%)"	海派栓塞微球具標靶性、可吸收性、可膨脹性、可變形性，可視為新一代的TACE．吸收化療藥物的微球，隨著血管形狀變形，紮實塞住腫瘤的微細血管群，切斷氧氣及養分的供給，並且持續在腫瘤部位釋放化療藥，專殺腫瘤．	"為獨特的栓塞微球, 無健保品項的產品可相對應"	52500	FRZ023000001	無
726	20極可控式生理電極導管 7FR 間距 2-8-2-60-2-8-2 AS:SJM 401932	LIVEWIRE STEERABLE ELECTROPHYSIOLOGY CATHETER 7FR DUO-DECAPOLAR SPACING:2-8-2-60-2-8-2 AS:SJM 401932	用於評估從心內到血管內的多種心律不整	無	1為可控電極導管，由聚亞胺酯絕緣體製成並裝置白金電極配合使用2可控式末端可從電極導管把手以轉動方式遠端操控	目前尚無任何既有健保給付之功能品項適用此適應症．	64300	CXZ021565001	1勿做電燒導管用2因電解質失衡、急性缺血和無物中毒等急性因素，產生的結果不代表病人常態時，禁作電生理研究3病人原有之疾病可能因插管誘發心律不整並有死亡風險(如心肌梗塞、不穩定型心絞痛、血流動力學不穩)禁用
727	20極可控式生理電極導管 7FR 間距 5-5-5-5-5 AS:SJM 401905	LIVEWIRE STEERABLE ELECTROPHYSIOLOGY CATHETER 7FR DUO-DECAPOLAR SPACING:5-5-5-5-5 AS:SJM 401905	用於評估從心內到血管內的多種心律不整	無	1為可控電極導管，由聚亞胺酯絕緣體製成並裝置白金電極配合使用2可控式末端可從電極導管把手以轉動方式遠端操控	目前尚無任何既有健保給付之功能品項適用此適應症．	64300	CXZ021565001	1勿做電燒導管用2因電解質失衡、急性缺血和無物中毒等急性因素，產生的結果不代表病人常態時，禁作電生理研究3病人原有之疾病可能因插管誘發心律不整並有死亡風險(如心肌梗塞、不穩定型心絞痛、血流動力學不穩)禁用
728	20極可控式生理電極導管 7FR 間距 2-2-2-2-2 AS:SJM 401908	LIVEWIRE STEERABLE ELECTROPHYSIOLOGY CATHETER 7FR DUO-DECAPOLAR SPACING:2-2-2-2-2 AS:SJM 401908	用於評估從心內到血管內的多種心律不整	無	1為可控電極導管，由聚亞胺酯絕緣體製成並裝置白金電極配合使用2可控式末端可從電極導管把手以轉動方式遠端操控	目前尚無任何既有健保給付之功能品項適用此適應症．	64300	CXZ021565001	1勿做電燒導管用2因電解質失衡、急性缺血和無物中毒等急性因素，產生的結果不代表病人常態時，禁作電生理研究3病人原有之疾病可能因插管誘發心律不整並有死亡風險(如心肌梗塞、不穩定型心絞痛、血流動力學不穩)禁用
729	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD11L40 AS:NOVATECH 0304.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD11L40 AS:NOVATECH 0304.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
730	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD14L30 AS:NOVATECH 0338.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD14L30 AS:NOVATECH 0338.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
731	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD13L70 AS:NOVATECH 0334.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD13L70 AS:NOVATECH 0334.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
732	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD11L20 AS:NOVATECH 0300.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD11L20 AS:NOVATECH 0300.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
733	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD11L30 AS:NOVATECH 0302.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD11L30 AS:NOVATECH 0302.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
734	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD13L30 AS:NOVATECH 0326.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD13L30 AS:NOVATECH 0326.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
735	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD13L40 AS:NOVATECH 0328.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD13L40 AS:NOVATECH 0328.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
736	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD15L30 AS:NOVATECH 0353.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD15L30 AS:NOVATECH 0353.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
737	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD13L50 AS:NOVATECH 0330.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD13L50 AS:NOVATECH 0330.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
738	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD13L60 AS:NOVATECH 0332.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD13L60 AS:NOVATECH 0332.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
739	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD12L80 AS:NOVATECH 0322.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD12L80 AS:NOVATECH 0322.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
740	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD14L60 AS:NOVATECH 0344.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD14L60 AS:NOVATECH 0344.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
741	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD14L70 AS:NOVATECH 0346.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD14L70 AS:NOVATECH 0346.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無

742	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD14L50 AS:NOVATECH 0342.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD14L50 AS:NOVATECH 0342.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
743	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD15L100 AS:NOVATECH 0349.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD15L100 AS:NOVATECH 0349.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
744	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD15L110 AS:NOVATECH 0350.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD15L110 AS:NOVATECH 0350.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
745	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD14L40 AS:NOVATECH 0340.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD14L40 AS:NOVATECH 0340.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
746	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD15L70 AS:NOVATECH 0357.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD15L70 AS:NOVATECH 0357.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
747	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD15L60 AS:NOVATECH 0356.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD15L60 AS:NOVATECH 0356.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
748	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD15L80 AS:NOVATECH 0358.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD15L80 AS:NOVATECH 0358.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
749	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD15L90 AS:NOVATECH 0359.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD15L90 AS:NOVATECH 0359.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
750	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD16L30 AS:NOVATECH 0362.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD16L30 AS:NOVATECH 0362.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
751	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD15L40 AS:NOVATECH 0354.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD15L40 AS:NOVATECH 0354.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
752	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD18L100 AS:NOVATECH 0420.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD18L100 AS:NOVATECH 0420.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
753	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD18L110 AS:NOVATECH 0421.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD18L110 AS:NOVATECH 0421.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
754	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD18L90 AS:NOVATECH 0419.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD18L90 AS:NOVATECH 0419.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
755	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD18L60 AS:NOVATECH 0416.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD18L60 AS:NOVATECH 0416.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
756	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD16L80 AS:NOVATECH 0428.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD16L80 AS:NOVATECH 0428.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
757	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD15L50 AS:NOVATECH 0355.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD15L50 AS:NOVATECH 0355.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
758	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD09L50 AS:NOVATECH 0439.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD09L50 AS:NOVATECH 0439.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
759	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD09L40 AS:NOVATECH 0437.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD09L40 AS:NOVATECH 0437.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
760	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD16L90 AS:NOVATECH 0429.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD16L90 AS:NOVATECH 0429.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
761	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD09L60 AS:NOVATECH 0441.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD09L60 AS:NOVATECH 0441.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
762	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD18L70 AS:NOVATECH 0417.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD18L70 AS:NOVATECH 0417.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
763	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD18L80 AS:NOVATECH 0418.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD18L80 AS:NOVATECH 0418.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
764	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT C09L20 AS:NOVATECH 0588.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT C09L20 AS:NOVATECH 0588.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
765	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT C10L30 AS:NOVATECH 0602.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT C10L30 AS:NOVATECH 0602.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
766	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT C10L40 AS:NOVATECH 0604.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT C10L40 AS:NOVATECH 0604.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無

767	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD16L100 AS:NOVATECH 0430.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD16L100 AS:NOVATECH 0430.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
768	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD16L110 AS:NOVATECH 0431.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD16L110 AS:NOVATECH 0431.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
769	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD09L30 AS:NOVATECH 0434.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD09L30 AS:NOVATECH 0434.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
770	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT C12L30 AS:NOVATECH 0626.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT C12L30 AS:NOVATECH 0626.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
771	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT C10L50 AS:NOVATECH 0606.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT C10L50 AS:NOVATECH 0606.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
772	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT C09L30 AS:NOVATECH 0590.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT C09L30 AS:NOVATECH 0590.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
773	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT C09L50 AS:NOVATECH 0592.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT C09L50 AS:NOVATECH 0592.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
774	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT C09L40 AS:NOVATECH 0594.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT C09L40 AS:NOVATECH 0594.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
775	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT C10L20 AS:NOVATECH 0600.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT C10L20 AS:NOVATECH 0600.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
776	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT C11L20 AS:NOVATECH 0612.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT C11L20 AS:NOVATECH 0612.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
777	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT C12L40 AS:NOVATECH 0628.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT C12L40 AS:NOVATECH 0628.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
778	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT C11L30 AS:NOVATECH 0614.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT C11L30 AS:NOVATECH 0614.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
779	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT C11L40 AS:NOVATECH 0616.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT C11L40 AS:NOVATECH 0616.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
780	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT C11L50 AS:NOVATECH 0618.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT C11L50 AS:NOVATECH 0618.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
781	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT C12L20 AS:NOVATECH 0624.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT C12L20 AS:NOVATECH 0624.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
782	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT ST16-14-16 AS:NOVATECH 0901.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT ST16-14-16 AS:NOVATECH 0901.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	67000	FSAE3DSY02NV	無
783	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT C12L50 AS:NOVATECH 0630.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT C12L50 AS:NOVATECH 0630.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
784	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT ST14-12-14 AS:NOVATECH 0903.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT ST14-12-14 AS:NOVATECH 0903.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	67000	FSAE3DSY02NV	無
785	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT ST12-10-12 AS:NOVATECH 0904.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT ST12-10-12 AS:NOVATECH 0904.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	67000	FSAE3DSY02NV	無
786	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT ST15-13-15 AS:NOVATECH 0905.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT ST15-13-15 AS:NOVATECH 0905.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	67000	FSAE3DSY02NV	無
787	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BB5X6L10-L50 AS:NOVATECH 02620.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BB5X6L10-L50 AS:NOVATECH 02620.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
788	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BB6X7L10-L50 AS:NOVATECH 02650.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BB6X7L10-L50 AS:NOVATECH 02650.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
789	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BB7X8L10-L50 AS:NOVATECH 02670.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BB7X8L10-L50 AS:NOVATECH 02670.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
790	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF13L30 AS:NOVATECH 03261.FS	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF13L30 AS:NOVATECH 03261.FS	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
791	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF13L70 AS:NOVATECH 03341.FS	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF13L70 AS:NOVATECH 03341.FS	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
792	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF13L60 AS:NOVATECH 03321.FS	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF13L60 AS:NOVATECH 03321.FS	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
793	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF14L30 AS:NOVATECH 03381.FS	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF14L30 AS:NOVATECH 03381.FS	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無

794	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF14L40 AS:NOVATECH 03401.FS	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF14L40 AS:NOVATECH 03401.FS	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
795	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF13L40 AS:NOVATECH 03281.FS	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF13L40 AS:NOVATECH 03281.FS	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
796	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF14L50 AS:NOVATECH 03421.FS	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF14L50 AS:NOVATECH 03421.FS	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
797	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF16L50 AS:NOVATECH 03661.FS	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF16L50 AS:NOVATECH 03661.FS	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
798	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF16L40 AS:NOVATECH 03641.FS	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF16L40 AS:NOVATECH 03641.FS	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
799	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF14L60 AS:NOVATECH 03441.FS	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF14L60 AS:NOVATECH 03441.FS	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
800	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF16L60 AS:NOVATECH 03681.FS	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF16L60 AS:NOVATECH 03681.FS	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
801	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF16L70 AS:NOVATECH 03701.FS	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF16L70 AS:NOVATECH 03701.FS	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
802	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF13L50 AS:NOVATECH 03301.FS	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF13L50 AS:NOVATECH 03301.FS	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
803	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT Y15-12-12 108X50X50 AS:NOVATECH 09201.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT Y15-12-12 108X50X50 AS:NOVATECH 09201.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	67000	FSAE3DSY02NV	無
804	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT Y14-10-10 108X50X50 AS:NOVATECH 09101.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT Y14-10-10 108X50X50 AS:NOVATECH 09101.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	67000	FSAE3DSY02NV	無
805	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF16L80 AS:NOVATECH 04281.FS	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF16L80 AS:NOVATECH 04281.FS	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
806	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT Y16-13-13 108X50X50 AS:NOVATECH 09301.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT Y16-13-13 108X50X50 AS:NOVATECH 09301.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	67000	FSAE3DSY02NV	無
807	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF14L70 AS:NOVATECH 03461.FS	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF14L70 AS:NOVATECH 03461.FS	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
808	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF16L30 AS:NOVATECH 03621.FS	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF16L30 AS:NOVATECH 03621.FS	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
809	消化道汽球擴張導管 CRE BALLOON DILATOR CATHETER BALLOON:18-24FR X 8CM USABLE:180CM AS:MICROVASIVE 5833	CRE BALLOON DILATOR CATHETER BALLOON:18-24FR X 8CM USABLE:180CM AS:MICROVASIVE 5833	消化道的良性或惡性的狹窄	可能引起的併發症如：穿孔、出血、血腫、敗血症/感染及因腺影響而引起的過敏性副作用。	為消化道各部位設有合宜的氣球，在內視鏡輔助下以三段式擴張直徑以通過消化道良(惡)性狹窄並在適當位置擴張氣球，另可擴張十二指腸乳突開口，做有關膽道疾病的治療。	"健保給付之適條必須多次進出漸次膨脹,CRE則可在一次進入後漸次膨脹,膨脹原理為Radial force而非通條的Axial force, 可以減少出血等併發症"	13675	CDY011468001	1.不可使用氣體為膨脹媒介。2.若術中遇阻力產生，在未確認阻力起因及補救措施前切勿將繼續推進導管。3.本特材僅供單次使用，請勿重複或重新處理(滅菌)再使用。
810	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF16L90 AS:NOVATECH 04291.FS	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF16L90 AS:NOVATECH 04291.FS	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
811	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF16L100 AS:NOVATECH 04301.FS	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TF16L100 AS:NOVATECH 04301.FS	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
812	希爾意消化道氣球擴張導管 氣球外徑:18-19-20mm X5.5cm工作長度180cm AS:MICROVASIVE 5865	CRE Balloon Dilatation Catheter BalloonOD:18-19-20 X5.5cm USABLE:180cm AS:MICROVASIVE 5865	產品適用於成年及青少年族群，以內視鏡方式擴張消化道的狹窄部位。適用於先前接受過或未接受過括約肌切開術的成人在內視鏡下擴張 Oddi 括約肌。	消化道氣球擴張術可能引起的不良事件包括但不限於：穿孔、出血、血腫、敗血症/感染、 對顯影劑過敏、疼痛和壓痛。	希爾意消化道氣球擴張導管，一個產品具有8種尺寸，同時在氣球兩側有不透射線，讓使用者可以更精準定位擴張位置。	目前無健保給付品項比較	13675	CDY025513001	無
813	希爾意消化道氣球擴張導管 氣球外徑:12-13.5-15mmX5.5cm工作長度180cm AS:MICROVASIVE 5863	CRE Balloon Dilatation Catheter BalloonOD:12-13.5-15mmX5.5cmUSABLE:180cm AS:MICROVASIVE 5863	產品適用於成年及青少年族群，以內視鏡方式擴張消化道的狹窄部位。適用於先前接受過或未接受過括約肌切開術的成人在內視鏡下擴張 Oddi 括約肌。	消化道氣球擴張術可能引起的不良事件包括但不限於：穿孔、出血、血腫、敗血症/感染、 對顯影劑過敏、疼痛和壓痛。	希爾意消化道氣球擴張導管，一個產品具有6種尺寸，同時在氣球兩側有不透射線，讓使用者可以更精準定位擴張位置。	目前無健保給付品項比較	13675	CDY025513001	無
814	希爾意消化道氣球擴張導管 氣球外徑:15-16.5-18mmX5.5cm工作長度240cm AS:MICROVASIVE 5870	CRE Balloon Dilatation Catheter BalloonOD:15-16.5-mm X5.5cm USABLE:240cm AS:MICROVASIVE 5870	產品適用於成年及青少年族群，以內視鏡方式擴張消化道的狹窄部位。適用於先前接受過或未接受過括約肌切開術的成人在內視鏡下擴張 Oddi 括約肌。	消化道氣球擴張術可能引起的不良事件包括但不限於：穿孔、出血、血腫、敗血症/感染、 對顯影劑過敏、疼痛和壓痛。	希爾意消化道氣球擴張導管，一個產品具有15種尺寸，同時在氣球兩側有不透射線，讓使用者可以更精準定位擴張位置。	目前無健保給付品項比較	13675	CDY025513001	無
815	希爾意消化道氣球擴張導管 氣球外徑:12-13.5-15mmX5.5cm工作長度240cm AS:MICROVASIVE 5869	CRE Balloon Dilatation Catheter BalloonOD:12-13.5-15mmX5.5cmUSABLE:240cm AS:MICROVASIVE 5869	產品適用於成年及青少年族群，以內視鏡方式擴張消化道的狹窄部位。適用於先前接受過或未接受過括約肌切開術的成人在內視鏡下擴張 Oddi 括約肌。	消化道氣球擴張術可能引起的不良事件包括但不限於：穿孔、出血、血腫、敗血症/感染、 對顯影劑過敏、疼痛和壓痛。	希爾意消化道氣球擴張導管，一個產品具有14種尺寸，同時在氣球兩側有不透射線，讓使用者可以更精準定位擴張位置。	目前無健保給付品項比較	13675	CDY025513001	無
816	希爾意消化道氣球擴張導管 氣球外徑:15-16.5-18mmX5.5cm工作長度180cm AS:MICROVASIVE 5864	CRE Balloon Dilatation Catheter BalloonOD:15-16.5-18mmX5.5cmUSABLE:180cm AS:MICROVASIVE 5864	產品適用於成年及青少年族群，以內視鏡方式擴張消化道的狹窄部位。適用於先前接受過或未接受過括約肌切開術的成人在內視鏡下擴張 Oddi 括約肌。	消化道氣球擴張術可能引起的不良事件包括但不限於：穿孔、出血、血腫、敗血症/感染、 對顯影劑過敏、疼痛和壓痛。	希爾意消化道氣球擴張導管，一個產品具有7種尺寸，同時在氣球兩側有不透射線，讓使用者可以更精準定位擴張位置。	目前無健保給付品項比較	13675	CDY025513001	無

817	導管引導鞘 FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8F SL4 62CM AS:DAIG 406843	FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8F SL4 62CM AS:DAIG 406843	用於血管攝影導管、氣囊導管、電極引導進血管時，避免失血	無	導管導引器末端特別彎曲便於在胸腔內放置導管，導引器設有止血閥以減少失血，尤其是在操作血液抽吸以及抽出時產生氣穴現象，末端有一個不透光的顯影標記可顯現在X光影像下。	無健保給付之品項	7100	CGS0106840ST	最近2週內曾發生疑似心肌梗塞之症狀、不穩定的心絞痛、近期發生肺栓塞、心血管意外(如CVA)與無法接受抗凝血治療者較不適用
818	導管引導鞘 FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8F SR0 60CM AS:DAIG 406844	FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8F SR0 60CM AS:DAIG 406844	用於血管攝影導管、氣囊導管、電極引導進血管時，避免失血	無	導管導引器末端特別彎曲便於在胸腔內放置導管，導引器設有止血閥以減少失血，尤其是在操作血液抽吸以及抽出時產生氣穴現象，末端有一個不透光的顯影標記可顯現在X光影像下。	無健保給付之品項	7100	CGS0106844ST	最近2週內曾發生疑似心肌梗塞之症狀、不穩定的心絞痛、近期發生肺栓塞、心血管意外(如CVA)與無法接受抗凝血治療者較不適用
819	導管引導鞘 FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8F SL3 62CM AS:DAIG 406842	FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8F SL3 62CM AS:DAIG 406842	用於血管攝影導管、氣囊導管、電極引導進血管時，避免失血	無	導管導引器末端特別彎曲便於在胸腔內放置導管，導引器設有止血閥以減少失血，尤其是在操作血液抽吸以及抽出時產生氣穴現象，末端有一個不透光的顯影標記可顯現在X光影像下。	無健保給付之品項	7100	CGS0106840ST	最近2週內曾發生疑似心肌梗塞之症狀、不穩定的心絞痛、近期發生肺栓塞、心血管意外(如CVA)與無法接受抗凝血治療者較不適用
820	希爾意消化道氣球擴張導管 氣球外徑:18-19-20mm X 5.5cm工作長度240cm AS:MICROVASIVE 5871	CRE Balloon Dilatation Catheter BalloonOD:18-19-20mm X5.5cm USABLE:240cm AS:MICROVASIVE 5871	消化道的良性或惡性的狹窄	可能引起的併發症如：穿孔、出血、血腫、敗血症/感染及因顯影劑而引起的過敏性副作用。	為消化道各部位設有合宜的氣球，在內視鏡輔助下以三段式擴張直徑以通過消化道良(惡)性狹窄並在適當位置擴張氣球。另可擴張十二指腸乳突開口，做有關膽道疾病的治療。	"健保給付之通條必須多次進出漸次膨脹,CRE則可在一次進入後漸次膨脹,膨脹原理為Radial force而非通條的Axial force, 可以減少出血等併發症"	13675	CDY025513001	1.不可使用氣體為膨脹媒介。2.若術中遇阻力產生，在未確認阻力起因及補救措施前切勿將繼續推進導管。3.本特材僅供單次使用，請勿重複或重新處理(滅菌)再使用。
821	導管引導鞘 FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8.5F SL1 62CM AS:DAIG 406849	FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8.5F SL1 62CM AS:DAIG 406849	用於血管攝影導管、氣囊導管、電極引導進血管時，避免失血	無	導管導引器末端特別彎曲便於在胸腔內放置導管，導引器設有止血閥以減少失血，尤其是在操作血液抽吸以及抽出時產生氣穴現象，末端有一個不透光的顯影標記可顯現在X光影像下。	無健保給付之品項	7100	CGS0106840ST	最近2週內曾發生疑似心肌梗塞之症狀、不穩定的心絞痛、近期發生肺栓塞、心血管意外(如CVA)與無法接受抗凝血治療者較不適用
822	導管引導鞘 FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8.5F SL2 62CM AS:DAIG 406850	FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8.5F SL2 62CM AS:DAIG 406850	用於血管攝影導管、氣囊導管、電極引導進血管時，避免失血	無	導管導引器末端特別彎曲便於在胸腔內放置導管，導引器設有止血閥以減少失血，尤其是在操作血液抽吸以及抽出時產生氣穴現象，末端有一個不透光的顯影標記可顯現在X光影像下。	無健保給付之品項	7100	CGS0106840ST	最近2週內曾發生疑似心肌梗塞之症狀、不穩定的心絞痛、近期發生肺栓塞、心血管意外(如CVA)與無法接受抗凝血治療者較不適用
823	導管引導鞘 FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8F SR4 60CM AS:DAIG 406848	FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8F SR4 60CM AS:DAIG 406848	用於血管攝影導管、氣囊導管、電極引導進血管時，避免失血	無	導管導引器末端特別彎曲便於在胸腔內放置導管，導引器設有止血閥以減少失血，尤其是在操作血液抽吸以及抽出時產生氣穴現象，末端有一個不透光的顯影標記可顯現在X光影像下。	無健保給付之品項	7100	CGS0106844ST	最近2週內曾發生疑似心肌梗塞之症狀、不穩定的心絞痛、近期發生肺栓塞、心血管意外(如CVA)與無法接受抗凝血治療者較不適用
824	導管引導鞘 FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8F SR1 60CM AS:DAIG 406845	FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8F SR1 60CM AS:DAIG 406845	用於血管攝影導管、氣囊導管、電極引導進血管時，避免失血	無	導管導引器末端特別彎曲便於在胸腔內放置導管，導引器設有止血閥以減少失血，尤其是在操作血液抽吸以及抽出時產生氣穴現象，末端有一個不透光的顯影標記可顯現在X光影像下。	無健保給付之品項	7100	CGS0106844ST	最近2週內曾發生疑似心肌梗塞之症狀、不穩定的心絞痛、近期發生肺栓塞、心血管意外(如CVA)與無法接受抗凝血治療者較不適用
825	導管引導鞘 FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8F SL2 62CM AS:DAIG 406841	FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8F SL2 62CM AS:DAIG 406841	用於血管攝影導管、氣囊導管、電極引導進血管時，避免失血	無	導管導引器末端特別彎曲便於在胸腔內放置導管，導引器設有止血閥以減少失血，尤其是在操作血液抽吸以及抽出時產生氣穴現象，末端有一個不透光的顯影標記可顯現在X光影像下。	無健保給付之品項	7100	CGS0106840ST	最近2週內曾發生疑似心肌梗塞之症狀、不穩定的心絞痛、近期發生肺栓塞、心血管意外(如CVA)與無法接受抗凝血治療者較不適用
826	導管引導鞘 FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8.5F SL3 62CM AS:DAIG 406851	FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8.5F SL3 62CM AS:DAIG 406851	用於血管攝影導管、氣囊導管、電極引導進血管時，避免失血	無	導管導引器末端特別彎曲便於在胸腔內放置導管，導引器設有止血閥以減少失血，尤其是在操作血液抽吸以及抽出時產生氣穴現象，末端有一個不透光的顯影標記可顯現在X光影像下。	無健保給付之品項	7100	CGS0106840ST	最近2週內曾發生疑似心肌梗塞之症狀、不穩定的心絞痛、近期發生肺栓塞、心血管意外(如CVA)與無法接受抗凝血治療者較不適用
827	導管引導鞘 FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8.5F SR2 60CM AS:DAIG 406855	FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8.5F SR2 60CM AS:DAIG 406855	用於血管攝影導管、氣囊導管、電極引導進血管時，避免失血	無	導管導引器末端特別彎曲便於在胸腔內放置導管，導引器設有止血閥以減少失血，尤其是在操作血液抽吸以及抽出時產生氣穴現象，末端有一個不透光的顯影標記可顯現在X光影像下。	無健保給付之品項	7100	CGS0106844ST	最近2週內曾發生疑似心肌梗塞之症狀、不穩定的心絞痛、近期發生肺栓塞、心血管意外(如CVA)與無法接受抗凝血治療者較不適用
828	導管引導鞘 FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8.5F SR1 60CM AS:DAIG 406854	FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8.5F SR1 60CM AS:DAIG 406854	用於血管攝影導管、氣囊導管、電極引導進血管時，避免失血	無	導管導引器末端特別彎曲便於在胸腔內放置導管，導引器設有止血閥以減少失血，尤其是在操作血液抽吸以及抽出時產生氣穴現象，末端有一個不透光的顯影標記可顯現在X光影像下。	無健保給付之品項	7100	CGS0106844ST	最近2週內曾發生疑似心肌梗塞之症狀、不穩定的心絞痛、近期發生肺栓塞、心血管意外(如CVA)與無法接受抗凝血治療者較不適用
829	導管引導鞘 FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8.5F SR3 60CM AS:DAIG 406856	FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8.5F SR3 60CM AS:DAIG 406856	用於血管攝影導管、氣囊導管、電極引導進血管時，避免失血	無	導管導引器末端特別彎曲便於在胸腔內放置導管，導引器設有止血閥以減少失血，尤其是在操作血液抽吸以及抽出時產生氣穴現象，末端有一個不透光的顯影標記可顯現在X光影像下。	無健保給付之品項	7100	CGS0106844ST	最近2週內曾發生疑似心肌梗塞之症狀、不穩定的心絞痛、近期發生肺栓塞、心血管意外(如CVA)與無法接受抗凝血治療者較不適用
830	導管引導鞘 FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8F SR3 60CM AS:DAIG 406847	FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8F SR3 60CM AS:DAIG 406847	用於血管攝影導管、氣囊導管、電極引導進血管時，避免失血	無	導管導引器末端特別彎曲便於在胸腔內放置導管，導引器設有止血閥以減少失血，尤其是在操作血液抽吸以及抽出時產生氣穴現象，末端有一個不透光的顯影標記可顯現在X光影像下。	無健保給付之品項	7100	CGS0106844ST	最近2週內曾發生疑似心肌梗塞之症狀、不穩定的心絞痛、近期發生肺栓塞、心血管意外(如CVA)與無法接受抗凝血治療者較不適用
831	導管引導鞘 FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8F SAFL 60CM AS:DAIG 406871	FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8F SAFL 60CM AS:DAIG 406871	用於血管攝影導管、氣囊導管、電極引導進血管時，避免失血	無	導管導引器末端特別彎曲便於在胸腔內放置導管，導引器設有止血閥以減少失血，尤其是在操作血液抽吸以及抽出時產生氣穴現象，末端有一個不透光的顯影標記可顯現在X光影像下。	無健保給付之品項	7100	CGS0106844ST	最近2週內曾發生疑似心肌梗塞之症狀、不穩定的心絞痛、近期發生肺栓塞、心血管意外(如CVA)與無法接受抗凝血治療者較不適用
832	導管引導鞘 FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8F CSTA 60CM AS:DAIG 406872	FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8F CSTA 60CM AS:DAIG 406872	用於血管攝影導管、氣囊導管、電極引導進血管時，避免失血	無	導管導引器末端特別彎曲便於在胸腔內放置導管，導引器設有止血閥以減少失血，尤其是在操作血液抽吸以及抽出時產生氣穴現象，末端有一個不透光的顯影標記可顯現在X光影像下。	無健保給付之品項	7100	CGS0106844ST	最近2週內曾發生疑似心肌梗塞之症狀、不穩定的心絞痛、近期發生肺栓塞、心血管意外(如CVA)與無法接受抗凝血治療者較不適用
833	導管引導鞘 FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8.5F CSTA 60CM AS:DAIG 406870	FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8.5F CSTA 60CM AS:DAIG 406870	用於血管攝影導管、氣囊導管、電極引導進血管時，避免失血	無	導管導引器末端特別彎曲便於在胸腔內放置導管，導引器設有止血閥以減少失血，尤其是在操作血液抽吸以及抽出時產生氣穴現象，末端有一個不透光的顯影標記可顯現在X光影像下。	無健保給付之品項	7100	CGS0106844ST	最近2週內曾發生疑似心肌梗塞之症狀、不穩定的心絞痛、近期發生肺栓塞、心血管意外(如CVA)與無法接受抗凝血治療者較不適用
834	導管引導鞘 FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8.5F SR0 60CM AS:DAIG 406853	FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8.5F SR0 60CM AS:DAIG 406853	用於血管攝影導管、氣囊導管、電極引導進血管時，避免失血	無	導管導引器末端特別彎曲便於在胸腔內放置導管，導引器設有止血閥以減少失血，尤其是在操作血液抽吸以及抽出時產生氣穴現象，末端有一個不透光的顯影標記可顯現在X光影像下。	無健保給付之品項	7100	CGS0106844ST	最近2週內曾發生疑似心肌梗塞之症狀、不穩定的心絞痛、近期發生肺栓塞、心血管意外(如CVA)與無法接受抗凝血治療者較不適用
835	導管引導鞘 FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8F SEPT 60CM AS:DAIG 406885	FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8F SEPT 60CM AS:DAIG 406885	用於血管攝影導管、氣囊導管、電極引導進血管時，避免失血	無	導管導引器末端特別彎曲便於在胸腔內放置導管，導引器設有止血閥以減少失血，尤其是在操作血液抽吸以及抽出時產生氣穴現象，末端有一個不透光的顯影標記可顯現在X光影像下。	無健保給付之品項	7100	CGS0106844ST	最近2週內曾發生疑似心肌梗塞之症狀、不穩定的心絞痛、近期發生肺栓塞、心血管意外(如CVA)與無法接受抗凝血治療者較不適用

836	導管引導鞘 FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8.5F SEPT 60CM AS:DAIG 406894	FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8.5F SEPT 60CM AS:DAIG 406894	用於血管攝影導管、氣囊導管、電極引導進血管時，避免失血	無	導管導引器末端特別彎曲便於在胸腔內放置導管。導引器設有止血閥以減少失血，尤其是在操作血液抽吸以及抽出時產生氣穴現象，末端有一個不透光的顯影標記可顯現在X光影像下。	無健保給付之品項	7100	CGS0106844ST	最近2週內曾發生疑似心肌梗塞之症狀、不穩定的心絞痛、近期發生肺栓塞、心血管意外(如CVA)與無法接受抗凝血治療者較不適用
837	導管引導鞘 FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8.5F SAFL 60CM AS:DAIG 406868	FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8.5F SAFL 60CM AS:DAIG 406868	用於血管攝影導管、氣囊導管、電極引導進血管時，避免失血	無	導管導引器末端特別彎曲便於在胸腔內放置導管。導引器設有止血閥以減少失血，尤其是在操作血液抽吸以及抽出時產生氣穴現象，末端有一個不透光的顯影標記可顯現在X光影像下。	無健保給付之品項	7100	CGS0106844ST	最近2週內曾發生疑似心肌梗塞之症狀、不穩定的心絞痛、近期發生肺栓塞、心血管意外(如CVA)與無法接受抗凝血治療者較不適用
838	導管引導鞘 FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8F SLR4 62CM AS:DAIG 406879	FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8F SLR4 62CM AS:DAIG 406879	用於血管攝影導管、氣囊導管、電極引導進血管時，避免失血	無	導管導引器末端特別彎曲便於在胸腔內放置導管。導引器設有止血閥以減少失血，尤其是在操作血液抽吸以及抽出時產生氣穴現象，末端有一個不透光的顯影標記可顯現在X光影像下。	無健保給付之品項	7100	CGS0106840ST	最近2週內曾發生疑似心肌梗塞之症狀、不穩定的心絞痛、近期發生肺栓塞、心血管意外(如CVA)與無法接受抗凝血治療者較不適用
839	導管引導鞘 FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8F SLR3 62CM AS:DAIG 406878	FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8F SLR3 62CM AS:DAIG 406878	用於血管攝影導管、氣囊導管、電極引導進血管時，避免失血	無	導管導引器末端特別彎曲便於在胸腔內放置導管。導引器設有止血閥以減少失血，尤其是在操作血液抽吸以及抽出時產生氣穴現象，末端有一個不透光的顯影標記可顯現在X光影像下。	無健保給付之品項	7100	CGS0106840ST	最近2週內曾發生疑似心肌梗塞之症狀、不穩定的心絞痛、近期發生肺栓塞、心血管意外(如CVA)與無法接受抗凝血治療者較不適用
840	導管引導鞘 FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8F SRR4 60CM AS:DAIG 406877	FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8F SRR4 60CM AS:DAIG 406877	用於血管攝影導管、氣囊導管、電極引導進血管時，避免失血	無	導管導引器末端特別彎曲便於在胸腔內放置導管。導引器設有止血閥以減少失血，尤其是在操作血液抽吸以及抽出時產生氣穴現象，末端有一個不透光的顯影標記可顯現在X光影像下。	無健保給付之品項	7100	CGS0106844ST	最近2週內曾發生疑似心肌梗塞之症狀、不穩定的心絞痛、近期發生肺栓塞、心血管意外(如CVA)與無法接受抗凝血治療者較不適用
841	佩格薩斯導絲(適中性) PEGASUS GUIDEWIRE(INTERMEDIATE) 300CM AS:STEREOTAXIS 001-001672-10	PEGASUS GUIDEWIRE(INTERMEDIATE) 300CM AS:STEREOTAXIS 001-001672-10	用於導航定位裝置，用來引導經過導絲送入冠狀動脈或周邊血管之氣球擴張導管或其它介入性治療裝置。	彻 旋轉粥狀瘤塊切除裝置、任何強磁性之介入性治療器材，禁止使用本產品。	1.藉磁導航系統能在直徑小、多彎曲、呈直(銳)角等冠脈血管中導航並進入更微小或難進入的冠脈分支；藉影像輸入和末端控制行常規方法不易治療病例。2.限受心血管介入手術及磁導航系統操作訓練之醫師使用	藉磁導航系統能在直徑小、多彎曲、呈直(銳)角等較複雜之冠脈血管中導航，健保給付品項之導絲在多個彎曲或直(銳)角血管中轉向不易	29800	CGZ021441001	1勿用於腦部血管。2.須與MNS(Magnetic Navigation System)磁導系統搭配使用。3.旋轉粥狀瘤塊切除裝置、任何強磁性介入性治療器材，禁止使用本特材。
842	佩格薩斯導絲(適中性) PEGASUS GUIDEWIRE(INTERMEDIATE) 185CM AS:STEREOTAXIS 001-001672-9	PEGASUS GUIDEWIRE(INTERMEDIATE) 185CM AS:STEREOTAXIS 001-001672-9	用於導航定位裝置，用來引導經過導絲送入冠狀動脈或周邊血管之氣球擴張導管或其它介入性治療裝置。	彻 旋轉粥狀瘤塊切除裝置、任何強磁性之介入性治療器材，禁止使用本產品。	1.藉磁導航系統能在直徑小、多彎曲、呈直(銳)角等冠脈血管中導航並進入更微小或難進入的冠脈分支；藉影像輸入和末端控制行常規方法不易治療病例。2.限受心血管介入手術及磁導航系統操作訓練之醫師使用	藉磁導航系統能在直徑小、多彎曲、呈直(銳)角等較複雜之冠脈血管中導航，健保給付品項之導絲在多個彎曲或直(銳)角血管中轉向不易	29800	CGZ021441001	1勿用於腦部血管。2.須與MNS(Magnetic Navigation System)磁導系統搭配使用。3.旋轉粥狀瘤塊切除裝置、任何強磁性介入性治療器材，禁止使用本特材。
843	鼻淚管通條 SELF-THREADING AS:FCI S1-1820	SELF-THREADING AS:FCI S1-1820	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	10100	TBCT1105491Z	無
844	蒙那卡矽質淚管 MONOKA LARCRIMAL INTUBATION SETS OVAL COLLAR 4MM X 40MM AS:FCI S1-2100	MONOKA LARCRIMAL INTUBATION SETS OVAL COLLAR 4MM X 40MM AS:FCI S1-2100	單側鼻淚管阻塞或外撕裂傷支撐用	滑脫	圓形領圈管	無	9100	TBCT1S12301Z	無
845	蒙那卡矽質淚管 MONOKA LARCRIMAL INTUBATION SETS ROUND COLLAR 4MM X 40MM AS:FCI S1-2300	MONOKA LARCRIMAL INTUBATION SETS ROUND COLLAR 4MM X 40MM AS:FCI S1-2300	單側鼻淚管阻塞或外撕裂傷支撐用	滑脫	橢圓形領圈管	無	9100	TBCT1S12301Z	無
846	矽質食道管止血球 ALL SILICONE S-B TUBE 18FR AS:CLINY 02-4418	ALL SILICONE S-B TUBE 18FR AS:CLINY 02-4418	食道大量出血或破裂使用	無	可長期放置病患食道內	無	12100	CFE0118204CL	無
847	佩格薩斯導絲(基本型) PEGASUS GUIDEWIRE(MODERATE) 185CM AS:STEREOTAXIS 001-001671-9	PEGASUS GUIDEWIRE(MODERATE) 185CM AS:STEREOTAXIS 001-001671-9	用於導航定位裝置，用來引導經過導絲送入冠狀動脈或周邊血管之氣球擴張導管或其它介入性治療裝置。	彻 旋轉粥狀瘤塊切除裝置、任何強磁性之介入性治療器材，禁止使用本產品。	1.藉磁導航系統能在直徑小、多彎曲、呈直(銳)角等冠脈血管中導航並進入更微小或難進入的冠脈分支；藉影像輸入和末端控制行常規方法不易治療病例。2.限受心血管介入手術及磁導航系統操作訓練之醫師使用	藉磁導航系統能在直徑小、多彎曲、呈直(銳)角等較複雜之冠脈血管中導航，健保給付品項之導絲在多個彎曲或直(銳)角血管中轉向不易	29800	CGZ021441001	1勿用於腦部血管。2.須與MNS(Magnetic Navigation System)磁導系統搭配使用。3.旋轉粥狀瘤塊切除裝置、任何強磁性介入性治療器材，禁止使用本特材。
848	佩格薩斯導絲(硬性) PEGASUS GUIDEWIRE(ASSERT) 300CM AS:STEREOTAXIS 001-001673-2	PEGASUS GUIDEWIRE(ASSERT) 300CM AS:STEREOTAXIS 001-001673-2	用於導航定位裝置，用來引導經過導絲送入冠狀動脈或周邊血管之氣球擴張導管或其它介入性治療裝置。	彻 旋轉粥狀瘤塊切除裝置、任何強磁性之介入性治療器材，禁止使用本產品。	1.藉磁導航系統能在直徑小、多彎曲、呈直(銳)角等冠脈血管中導航並進入更微小或難進入的冠脈分支；藉影像輸入和末端控制行常規方法不易治療病例。2.限受心血管介入手術及磁導航系統操作訓練之醫師使用	藉磁導航系統能在直徑小、多彎曲、呈直(銳)角等較複雜之冠脈血管中導航，健保給付品項之導絲在多個彎曲或直(銳)角血管中轉向不易	29800	CGZ021441001	1勿用於腦部血管。2.須與MNS(Magnetic Navigation System)磁導系統搭配使用。3.旋轉粥狀瘤塊切除裝置、任何強磁性介入性治療器材，禁止使用本特材。
849	"艾凡特"超極切割性氣球導管2.25MM X 6MM "IVT"CUTTING BALLOON H749 RB2225060	"IVT"CUTTING BALLOON 2.25MM X 6MM H749 RB2225060	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	35470	CBZ011645001	無
850	切割性氣球導管2.25MM X 10MM	CUTTING BALLOON 2.25MM X 10MM	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	36480	CBZ011645001	無
851	佩格薩斯導絲(硬性) PEGASUS GUIDEWIRE(ASSERT) 185CM AS:STEREOTAXIS 001-001673-1	PEGASUS GUIDEWIRE(ASSERT) 185CM AS:STEREOTAXIS 001-001673-1	用於導航定位裝置，用來引導經過導絲送入冠狀動脈或周邊血管之氣球擴張導管或其它介入性治療裝置。	彻 旋轉粥狀瘤塊切除裝置、任何強磁性之介入性治療器材，禁止使用本產品。	1.藉磁導航系統能在直徑小、多彎曲、呈直(銳)角等冠脈血管中導航並進入更微小或難進入的冠脈分支；藉影像輸入和末端控制行常規方法不易治療病例。2.限受心血管介入手術及磁導航系統操作訓練之醫師使用	藉磁導航系統能在直徑小、多彎曲、呈直(銳)角等較複雜之冠脈血管中導航，健保給付品項之導絲在多個彎曲或直(銳)角血管中轉向不易	29800	CGZ021441001	1勿用於腦部血管。2.須與MNS(Magnetic Navigation System)磁導系統搭配使用。3.旋轉粥狀瘤塊切除裝置、任何強磁性介入性治療器材，禁止使用本特材。
852	佩格薩斯導絲(適中性) PEGASUS GUIDEWIRE(INTERMEDIATE) 235CM AS:STEREOTAXIS 001-001672-13	PEGASUS GUIDEWIRE(INTERMEDIATE) 235CM AS:STEREOTAXIS 001-001672-13	用於導航定位裝置，用來引導經過導絲送入冠狀動脈或周邊血管之氣球擴張導管或其它介入性治療裝置。	彻 旋轉粥狀瘤塊切除裝置、任何強磁性之介入性治療器材，禁止使用本產品。	1.藉磁導航系統能在直徑小、多彎曲、呈直(銳)角等冠脈血管中導航並進入更微小或難進入的冠脈分支；藉影像輸入和末端控制行常規方法不易治療病例。2.限受心血管介入手術及磁導航系統操作訓練之醫師使用	藉磁導航系統能在直徑小、多彎曲、呈直(銳)角等較複雜之冠脈血管中導航，健保給付品項之導絲在多個彎曲或直(銳)角血管中轉向不易	29800	CGZ021441001	1勿用於腦部血管。2.須與MNS(Magnetic Navigation System)磁導系統搭配使用。3.旋轉粥狀瘤塊切除裝置、任何強磁性介入性治療器材，禁止使用本特材。
853	"艾凡特"超極切割性氣球導管2.0MM X 15MM "IVT"CUTTING BALLOON H749 RB2200150	"IVT"CUTTING BALLOON 2.0MM X 15MM H749 RB2200150	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	35470	CBZ011645001	無
854	"艾凡特"超極切割性氣球導管2.75MM X 6MM "IVT"CUTTING BALLOON H749 RB2275060	"IVT"CUTTING BALLOON 2.75MM X 6MM H749 RB2275060	一般氣球在高壓力膨脹下，仍無法完全擴張的病灶。	血管破裂(<1%)。	本切割氣球為一在非順應性氣球上附有多個切割刀(微細刀片)，而切割器以縱向安裝球面上。在膨脹切割氣球的同時，切割刀會將斑塊可控制性切開，並協成血管完全擴張。	一般氣球無法擴張血管鈣化及太硬的病灶，需要使用附有刀片的氣球才能完全擴張。	35470	CBZ011645001	需有專科執照醫師使用
855	切割性氣球導管2.75MM X 10MM	CUTTING BALLOON 2.75MM X 10MM	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	36480	CBZ011645001	無
856	"艾凡特"超極切割性氣球導管2.0MM X 6MM "IVT"CUTTING BALLOON H749 RB2200060	"IVT"CUTTING BALLOON 2.0M X 6MM H749 RB2200060	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	35470	CBZ011645001	無
857	安適龍P-U導管 5FRX70CMX0.035"/2.7FRX20CMX0.018" AS:TORAY PU-5090SDST	ANTHRON P-U CATHETER 5FRX70CMX0.035"/2.7FRX20CMX0.018" AS:TORAY PU-5090SDST	無健保給付	導管破裂損壞	(1)表面塗上肝素化親水性材料Anthron不僅短期使用上有抗血栓的的效果，長期使用亦可發揮優越的抗血栓效果。(2) 導管的材料使用Polyester(聚酯型)的Polyurethane(聚氨基甲酸酯)，插入時有適當的硬度，插入血管後因體溫而變軟，所以在血管內的操作上具有優良的性能。	無	27000	CLPAAPU50DTR	無
858	切割性氣球導管2.0MM X 10MM	CUTTING BALLOON 2.0MM*10MM	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	36480	CBZ011645001	無
859	"艾凡特"超極切割性氣球導管2.5MM X 15MM "IVT"CUTTING BALLOON H749 RB2225150	"IVT"CUTTING BALLOON 2.5MM X 15MM H749 RB2225150	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	35470	CBZ011645001	無

860	"艾凡特"超極切割性氣球導管3.25MM X 6MM "IVT"CUTTING BALLOON H749 RB2325060	"IVT"CUTTING BALLOON 3.25M X 6MM H749 RB2325060	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	35470	CBZ011645001	無
861	切割性氣球導管3.25MM X 10MM	CUTTING BALLOON 3.25MM X 10MM	用傳統氣球擴張術無法有效擴張血管，適用於緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	用傳統氣球擴張術無法有效擴張血管，適用於緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	36480	CBZ011645001	無
862	"艾凡特"超極切割性氣球導管2.5MM X 6MM "IVT"CUTTING BALLOON H749 RB2250060	"IVT"CUTTING BALLOON 2.5M X 6MM H749 RB2250060	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	35470	CBZ011645001	無
863	"艾凡特"超極切割性氣球導管2.25MM X 15MM "IVT"CUTTING BALLOON H749 RB2225150	"IVT"CUTTING BALLOON 2.25MM X 15MM H749 RB2225150	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	35470	CBZ011645001	無
864	切割性氣球導管2.5MM X 10MM	CUTTING BALLOON 2.5MM X 10MM	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	36480	CBZ011645001	無
865	"艾凡特"超極切割性氣球導管3.75MM X 6MM "IVT"CUTTING BALLOON H749 RB2375060	"IVT"CUTTING BALLOON 3.75M X 6MM H749 RB2375060	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	35470	CBZ011645001	無
866	切割性氣球導管3.75MM X 10MM	CUTTING BALLOON 3.75MM X 10MM	用傳統氣球擴張術無法有效擴張血管，適用於緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	用傳統氣球擴張術無法有效擴張血管，適用於緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	36480	CBZ011645001	無
867	"艾凡特"超極切割性氣球導管3.0MM X 6MM "IVT"CUTTING BALLOON H749 RB2300060	"IVT"CUTTING BALLOON 3.0M X 6MM H749 RB2300060	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	35470	CBZ011645001	無
868	"艾凡特"超極切割性氣球導管2.75MM X 15MM "IVT"CUTTING BALLOON H749 RB2275150	"IVT"CUTTING BALLOON 2.75MM X 15MM H749 RB2275150	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	35470	CBZ011645001	無
869	切割性氣球導管3.0MM X 10MM	CUTTING BALLOON 3.0MM X 10MM	用傳統氣球擴張術無法有效擴張血管，適用於緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	用傳統氣球擴張術無法有效擴張血管，適用於緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	36480	CBZ011645001	無
870	"艾凡特"超極切割性氣球導管4.0MM X 15MM "IVT"CUTTING BALLOON H749 RB2400150	"IVT"CUTTING BALLOON 4.0M X 15MM H749 RB2400150	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	35470	CBZ011645001	無
871	考迪斯奧貝克重置導管 CORDIS OUTBACK LTD RE-ENTRY CATHETER 6FRX120CM AS:CORDIS OTB42120	CORDIS OUTBACK LTD RE-ENTRY CATHETER 6FRX120CM AS:CORDIS OTB42120	適用嚴重鈣化之下肢週邊血管。	若操作不慎會造成血管穿孔	在週邊血管內協助放置導線並調整其位置。	無	87000	CGZ022103001	無
872	"艾凡特"超極切割性氣球導管3.5MM X 6MM "IVT"CUTTING BALLOON H749 RB2350060	"IVT"CUTTING BALLOON 3.5M X 6MM H749 RB2350060	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	35470	CBZ011645001	無
873	"艾凡特"超極切割性氣球導管3.25MM X 15MM "IVT"CUTTING BALLOON H749 RB2325150	"IVT"CUTTING BALLOON 3.25MM X 15MM H749 RB2325150	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	35470	CBZ011645001	無
874	切割性氣球導管4.0MM X 10MM	CUTTING BALLOON 4.0MM X 10MM	用傳統氣球擴張術無法有效擴張血管，適用於緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	用傳統氣球擴張術無法有效擴張血管，適用於緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	36480	CBZ011645001	無
875	切割性氣球導管3.5MM X 10MM	CUTTING BALLOON 3.5MM X 10MM	用傳統氣球擴張術無法有效擴張血管，適用於緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	用傳統氣球擴張術無法有效擴張血管，適用於緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	36480	CBZ011645001	無
876	尼爾斯冠狀動脈導引線 NEOS PTCA GUIDE WIRE FIELDER XT 0.014" X 190CM AS:ASAHI AGP140002	NEOS PTCA GUIDE WIRE FIELDER XT 0.014" X 190CM AS:ASAHI AGP140002	"此品項具有0.009""的縮細設計，故較易通過具有微通道的病變組織。且具有16公分高分子塗層，可減少操作過程中的摩擦力。軸心為一體成型設計，且具有無接縫線圈，增加傳導力及支撐力。健保品項不具有上述優點。"	目前無明顯可見副作用。	"此品項具有0.009""的縮細設計，故較易通過具有微通道的病變組織。且具有16公分高分子塗層，可減少操作過程中的摩擦力。軸心為一體成型設計，且具有無接縫線圈，增加傳導力及支撐力"	"此品項具有0.009""的縮細設計，故較易通過具有微通道的病變組織。且具有16公分高分子塗層，可減少操作過程中的摩擦力。軸心為一體成型設計，且具有無接縫線圈，增加傳導力及支撐力。健保品項不具有上述優點。"	7500	CGPW1AGPXTAS	此導線不得用於神經血管。且此導線必須由受過完整PTCA/PTA治療訓練的醫師使用。
877	"艾凡特"超極切割性氣球導管4.0MM X 06MM "IVT"CUTTING BALLOON H749 RB2400060	"IVT"CUTTING BALLOON 4.0MM X 06MM H749 RB2400060	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	35470	CBZ011645001	無
878	"艾凡特"超極切割性氣球導管3.75MM X 15MM "IVT"CUTTING BALLOON H749 RB2375150	"IVT"CUTTING BALLOON 3.75MM X 15MM H749 RB2375150	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	35470	CBZ011645001	無
879	橢圓狀鑽石研磨頭　１．５０ＭＭ	ELLIPTICALLY SHAPED BURR 1.50MM	以導管為基礎的血管成型術用產品，利用彈性的操縱管身尖端，以鑽石包覆成橢圓形鑽頭	無	以導管為基礎的血管成型術用產品，利用彈性的操縱管身尖端，以鑽石包覆成橢圓形鑽頭	無	29030	CBZ010939001	無
880	橢圓狀鑽石研磨頭　１．７５ＭＭ	ELLIPTICALLY SHAPED BURR 1.75MM	以導管為基礎的血管成型術用產品，利用彈性的操縱管身尖端，以鑽石包覆成橢圓形鑽頭	無	以導管為基礎的血管成型術用產品，利用彈性的操縱管身尖端，以鑽石包覆成橢圓形鑽頭	無	29030	CBZ010939001	無
881	尼爾斯冠狀動脈導引線 NEOS PTCA GUIDE WIRE CONQUEST PRO 0.014" X 180CM AS:ASAHI AG143090	NEOS PTCA GUIDE WIRE CONQUEST PRO 0.014" X 180CM AS:ASAHI AG143090	此導引線是用以在經皮冠狀動脈血管修復術(PTCA)以及經皮血管修復術(PTA)等介入性醫療時能夠進入預期位置協助安置氣球擴張導管之用。	操作不當可能導致血管穿孔。	"此品項具有0.009""的縮細設計，故較易通過堅硬鈣化組織。且具有20公分親水性塗層，可減少操作過程中的摩擦力。軸心為一體成型設計，且具有無接縫線圈，增加傳導力及支撐力。"	"此品項具有0.009""的縮細設計，故較易通過堅硬鈣化組織。且具有20公分親水性塗層，可減少操作過程中的摩擦力。軸心為一體成型設計，且具有無接縫線圈，增加傳導力及支撐力。健保品項不具有上述優點。"	7000	CGPW1AGH90AS	此導線不得用於神經血管
882	尼爾斯冠狀動脈導引線 NEOS PTCA GUIDE WIRE CONQUEST PRO 12 0.014" X 180CM AS:ASAHI AGH143091	NEOS PTCA GUIDE WIRE CONQUEST PRO 12 0.014" X 180CM AS:ASAHI AGH143091	此導引線是用以在經皮冠狀動脈血管修復術(PTCA)以及經皮血管修復術(PTA)等介入性醫療時能夠進入預期位置協助安置氣球擴張導管之用。	操作不當可能導致血管穿孔。	"此品項具有0.009""的縮細設計，故較易通過堅硬鈣化組織。且具有20公分親水性塗層，可減少操作過程中的摩擦力。軸心為一體成型設計，且具有無接縫線圈，增加傳導力及支撐力。"	"此品項具有0.009""的縮細設計，故較易通過堅硬鈣化組織。且具有20公分親水性塗層，可減少操作過程中的摩擦力。軸心為一體成型設計，且具有無接縫線圈，增加傳導力及支撐力。健保品項不具有上述優點。"	7000	CGPW1AGH90AS	此導線不得用於神經血管
883	尼爾斯冠狀動脈導引線 NEOS PTCA GUIDE WIRE CONQUEST PRO 8-20 0.014" X 180CM AS:ASAHI AGH143092	NEOS PTCA GUIDE WIRE CONQUEST PRO 8-20 0.014" X 180CM AS:ASAHI AGH143092	此導引線是用以在經皮冠狀動脈血管修復術(PTCA)以及經皮血管修復術(PTA)等介入性醫療時能夠進入預期位置協助安置氣球擴張導管之用。	操作不當可能導致血管穿孔。	"此品項具有0.008""的縮細設計，故較易通過堅硬鈣化組織。且具有17公分親水性塗層，可減少操作過程中的摩擦力。軸心為一體成型設計，且具有無接縫線圈，增加傳導力及支撐力。"	"此品項具有0.008""的縮細設計，故較易通過堅硬鈣化組織。且具有17公分親水性塗層，可減少操作過程中的摩擦力。軸心為一體成型設計，且具有無接縫線圈，增加傳導力及支撐力。健保品項不具有上述優點。"	7000	CGPW1AGH90AS	此導線不得用於神經血管
884	雷瑟尼斯金屬輸尿管支架組 RESONANCE METALLIC URETERAL STENT SET 6FRX30CM AS:COOK RMS-060030-R G34176	RESONANCE METALLIC URETERAL STENT SET 6FRX30CM AS:COOK RMS-060030-R G34176	因惡性腫瘤或接受腫瘤治療所造成的輸尿管組塞	"本產品可能溶出塑化劑鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯[Di(2-ethylhexyl)phthalate, DEHP], 男嬰、懷孕或授乳婦女、青春期男性等敏感族群使用本產品時，請醫療專業人員將DEHP之健康風險疑慮納入臨床治療之考量因素"	患有外輸尿管組塞的成人輸尿管暫時支架，不得置入超過12個月。	無	34000	CKZ018231001	不可置入超過12個月
885	雷瑟尼斯金屬輸尿管支架組 RESONANCE METALLIC URETERAL STENT SET 6FRX20CM AS:COOK RMS-060020-R G34108	RESONANCE METALLIC URETERAL STENT SET 6FRX20CM AS:COOK RMS-060020-R G34108	因惡性腫瘤或接受腫瘤治療所造成的輸尿管組塞	"本產品可能溶出塑化劑鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯[Di(2-ethylhexyl)phthalate, DEHP], 男嬰、懷孕或授乳婦女、青春期男性等敏感族群使用本產品時，請醫療專業人員將DEHP之健康風險疑慮納入臨床治療之考量因素"	患有外輸尿管組塞的成人輸尿管暫時支架，不得置入超過12個月。	無對應健保品	34000	CKZ018231001	不可置入超過12個月

886	雷瑟尼斯金屬輸尿管支架組 RESONANCE METALLIC URETERAL STENT SET 6FRX28CM AS:COOK RMS-060028-R G34112	RESONANCE METALLIC URETERAL STENT SET 6FRX28CM AS:COOK RMS-060028-R G34112	因惡性腫瘤或接受腫瘤治療所造成的輸尿管組塞	"本產品可能溶出塑化劑鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯[Di(2-ethylhexyl)phthalate, DEHP], 男嬰、懷孕或授乳婦女、青春期男性等敏感族群使用本產品時，請醫療專業人員將DEHP之健康風險疑慮納入臨床治療之考量因素"	患有外輸尿管組塞的成人輸尿管暫時支架．不得置入超過12個月．	無	34000	CKZ018231001	不可置入超過12個月
887	雷瑟尼斯金屬輸尿管支架組 RESONANCE METALLIC URETERAL STENT SET 6FRX22CM AS:COOK RMS-060022-R G34109	RESONANCE METALLIC URETERAL STENT SET 6FRX22CM AS:COOK RMS-060022-R G34109	因惡性腫瘤或接受腫瘤治療所造成的輸尿管組塞	"本產品可能溶出塑化劑鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯[Di(2-ethylhexyl)phthalate, DEHP], 男嬰、懷孕或授乳婦女、青春期男性等敏感族群使用本產品時，請醫療專業人員將DEHP之健康風險疑慮納入臨床治療之考量因素"	患有外輸尿管組塞的成人輸尿管暫時支架．不得置入超過12個月．	無	34000	CKZ018231001	不可置入超過12個月
888	雷瑟尼斯金屬輸尿管支架組 RESONANCE METALLIC URETERAL STENT SET 6FRX24CM AS:COOK RMS-060024-R G34110	RESONANCE METALLIC URETERAL STENT SET 6FRX24CM AS:COOK RMS-060024-R G34110	因惡性腫瘤或接受腫瘤治療所造成的輸尿管組塞	"本產品可能溶出塑化劑鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯[Di(2-ethylhexyl)phthalate, DEHP], 男嬰、懷孕或授乳婦女、青春期男性等敏感族群使用本產品時，請醫療專業人員將DEHP之健康風險疑慮納入臨床治療之考量因素"	患有外輸尿管組塞的成人輸尿管暫時支架．不得置入超過12個月．	無對應健保品	34000	CKZ018231001	不可置入超過12個月
889	雷瑟尼斯金屬輸尿管支架組 RESONANCE METALLIC URETERAL STENT SET 6FRX26CM AS:COOK RMS-060026-R G34111	RESONANCE METALLIC URETERAL STENT SET 6FRX26CM AS:COOK RMS-060026-R G34111	因惡性腫瘤或接受腫瘤治療所造成的輸尿管組塞	"本產品可能溶出塑化劑鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯[Di(2-ethylhexyl)phthalate, DEHP], 男嬰、懷孕或授乳婦女、青春期男性等敏感族群使用本產品時，請醫療專業人員將DEHP之健康風險疑慮納入臨床治療之考量因素"	患有外輸尿管組塞的成人輸尿管暫時支架．不得置入超過12個月．	無對應健保品	34000	CKZ018231001	不可置入超過12個月
890	德爾塔腦脊髓液引流組 DELTA VALVES AND SHUNT ASSEMBLIES AS:MEDTRONIC 24053	DELTA VALVES AND SHUNT ASSEMBLIES AS:MEDTRONIC 24053	在手術植入後．"美敦力"德爾塔引流組提供了不同流速效能等級(1、1.5、2)．以符合病患在水腦症控制上不同的需求．藉由壓力瓣膜及虹吸控制隔膜的的特殊設計，讓病患不論身體姿勢或腦脊髓液流量需求為何．均能確保腦室壓力維持在正常的生理範圍之內．	目前無臨床或研究顯示其副作用．	在手術植入後．"美敦力"德爾塔引流組提供了不同流速效能等級(1、1.5、2)．以符合病患在水腦症控制上不同的需求．藉由壓力瓣膜及虹吸控制隔膜的的特殊設計，讓病患不論身體姿勢或腦脊髓液流量需求為何．均能確保腦室壓力維持在正常的生理範圍之內．	無健保給付項目	23000	CDVP424053M4	無
891	柯特曼美的思引流閥系統(虹吸閥) CODMAN-MEDOS SYPHONGUARD CONTROL DEVICE AS:CODMAN 82-3090	CODMAN-MEDOS SYPHONGUARD CONTROL DEVICE AS:CODMAN 82-3090	適用於需要持續的腦室內壓及腦脊髓液的引流．以治療水腦．SIPHONGUARD 裝置的目的在於減緩CSF的快速流動．它也使植入時灌注至引流系統的速率減少至約0.5CC/minute	無	適用於需要持續的腦室內壓及腦脊髓液的引流．以治療水腦．SIPHONGUARD 裝置的目的在於減緩CSF的快速流動．它也使植入時灌注至引流系統的速率減少至約0.5CC/minute	目前無類似健保給付產品	19727	CDVP423090CM	植入時不可摺疊或彎曲引流閥．不正確植入可能會造成矽橡膠外層破裂．
892	三合一人工疝氣修補網 PROLENE HERNIA SURGICAL MESH LARGE AS:ETHICON PHSL1	PROLENE HERNIA SURGICAL MESH LARGE AS:ETHICON PHSL1	於腹股溝疝氣缺損修補時用來補強或橋接缺損．以在傷口癒合期間及之後提供加強的支持．	為與植入物相關的典型副作用．包括可能的感染、發炎、粘連、廔管形成及凸出．	本網材質不會被吸收且不易因組織酵素作用而分解或削弱．材質具柔軟易彎特性．較不會影響正常的傷口癒合．	無	10700	FSZ009651002	嬰幼兒因仍會生長．本產品並不會隨著病患生長而有顯著的拉長．
893	戴格 血管穿刺後止血器 DAIG ANGIO SEAL VASCULAR CLOSURE DEVICE 6F	DAIG ANGIO SEAL VASCULAR CLOSURE DEVICE 6F	適用於閉合動脈穿刺而引起的股動脈開口與使病人在血管手術導引管取出後可早日下床活動．	血腫、?管或假性動脈瘤、過敏異物反應	本裝置把動脈脈切口夾在其主要組件(固定錨及膠原紗布)之間．並把切口封住．通過固定錨、動脈脈切口及膠原夾層的物理作用．再輔以膠原的凝血促進特性．達到止血效果．	目前尚無任何既有健保給付之功能品項適用此適應症．	12540	CHZ009864001	勿使用情形：1.使用前包裝或內容物已缺損．2.程序套或周圍組織汙染．
894	三合一人工疝氣修補網 PROLENE HERNIA SURGICAL MESH MEDIUM AS:ETHICON PHSM1	PROLENE HERNIA SURGICAL MESH MEDIUM AS:ETHICON PHSM1	於腹股溝疝氣缺損修補時用來補強或橋接缺損．以在傷口癒合期間及之後提供加強的支持．	為與植入物相關的典型副作用．包括可能的感染、發炎、粘連、廔管形成及凸出．	本網材質不會被吸收且不易因組織酵素作用而分解或削弱．材質具柔軟易彎特性．較不會影響正常的傷口癒合．	無	10700	FSZ009651001	嬰幼兒因仍會生長．本產品並不會隨著病患生長而有顯著的拉長．
895	蓋納棉伯倫不可吸收軟性網 GYNEMESH PS NONABSORBABLE PROLENE SOFT MESH 10CM X 15CM	GYNEMESH PS NONABSORBABLE PROLENE SOFT MESH 10CM X 15CM	陰道壁脫垂修復手術中可增加組織支撐力及延長骨盆腔底面結構穩定性．提供機械性支撐或表面缺陷的連結修補	可能的不良反應多與手術植入有關．包括暫時發炎性異物反應、形成血清腫、感染惡化、沾黏、廔管的行程與突出等	網膜材質為聚丙烯．不易受組織酵素破壞且纖維連結點因相互連接使與彈性能適應各種張力、任意剪裁時不會鬆脫．2.網膜植入後會由網膜孔隙中長出纖維組織．包覆周遭組織並保持柔軟強韌．但不妨礙正常傷口之癒合	"以聚丙烯修補網來進行陰道壁修補．其病患術後再復發率較傳統手術為低,使用本特材之手術時間及住院時間．均較傳統手術來的短．目前健保無此類品項"	15000	FSZ020649001	用於嬰(幼)兒童、懷孕或計劃懷孕婦女時．本產品無法隨著病人生長而無限制延伸
896	優全補疝氣糸統 ULTRAPRO HERNIA SYSTEM MEDIUM 6CM㎝X12CM寬X7.5CM漥 AS:ETHICON UHSM1	ULTRAPRO HERNIA SYSTEM MEDIUM 6CM㎝X12CM寬X7.5CM漥 AS:ETHICON UHSM1	適用於腹壁疝氣缺損的開放式修補時．用來強化或橋接腹壁疝氣缺損處．提供傷口癒合期間較長的支撐作用	可能的不良反應多與植入物有關．包括暫時發炎性異物反應、形成血清腫、感染惡化、沾黏、廔管的行程與突出	網片Polyglecaprone材質約84天可被人體吸收並保持聚丙烯結構堅硬度俾利術中網片之定位．2.網片於植入後會形成三維的膠原纖維網路．降低傷口儲存過多結締組織與產生有害的疤痕．	"此為輕質量部分可吸收人工網膜臨床效果佳,覆發率小且病患舒適性較高．"	13000	FSZ017697001	嬰幼兒因仍會生長．本產品並不會隨著病患生長而有顯著的拉長．
897	戴格 血管穿刺後止血器 DAIG ANGIO SEAL VASCULAR CLOSURE DEVICE 8F	DAIG ANGIO SEAL VASCULAR CLOSURE DEVICE 8F	適用於閉合動脈穿刺而引起的股動脈開口與使病人在血管手術導引管取出後可早日下床活動．	血腫、?管或假性動脈瘤、過敏異物反應	本裝置把動脈脈切口夾在其主要組件(固定錨及膠原紗布)之間．並把切口封住．通過固定錨、動脈脈切口及膠原夾層的物理作用．再輔以膠原的凝血促進特性．達到止血效果．	目前尚無任何既有健保給付之功能品項適用此適應症．	12540	CHZ009864001	勿使用情形：1.使用前包裝或內容物已缺損．2.程序套或周圍組織汙染．
898	優全補疝氣糸統 ULTRAPRO HERNIA SYSTEM OVAL 6CM㎝X12CM寬X10CM㎝X12CM寬 AS:ETHICON UHSOV1	ULTRAPRO HERNIA SYSTEM OVAL 6CM㎝X12CM寬X10CM㎝X12CM寬 AS:ETHICON UHSOV1	適用於腹壁疝氣缺損的開放式修補時．用來強化或橋接腹壁疝氣缺損處．提供傷口癒合期間較長的支撐作用	可能的不良反應多與植入物有關．包括暫時發炎性異物反應、形成血清腫、感染惡化、沾黏、廔管的行程與突出	網片Polyglecaprone材質約84天可被人體吸收並保持聚丙烯結構堅硬度俾利術中網片之定位．2.網片於植入後會形成三維的膠原纖維網路．降低傷口儲存過多結締組織與產生有害的疤痕．	"此為輕質量部分可吸收人工網膜臨床效果佳,覆發率小且病患舒適性較高．"	13000	FSZ017697003	1.網片襯底與覆蓋補片須與缺損處每一側充分重疊．讓邊緣適當固定(如縫線或釘子)避免捲起或折疊．固定點與網片邊緣建議至少保持1公分的距離． 2.避免對網片造成損害．如因尖銳儀器．發熱裝置所造成的損害．
899		INTERCEED 3X4"	適用於發炎表面．可減少婦科骨盆手術的沾黏狀況．且在移植處於4星期間被吸收．	尚未有不良反應發生的報告．	安得喜(氧化再生纖維)為滅菌可吸收黃白色針織纖維．是經過氧化處理的再生纖維．性質穩定．本身可用於發炎表面．可減少婦科骨盆手術的沾黏情況．	"目前無健保給付之固定裝置,傳統方法使用縫線固定"	5300	WDZ007506001	無
900	優全補疝氣糸統 ULTRAPRO HERNIA SYSTEM LARGE 6CM㎝X12CM寬X10CM漥 AS:ETHICON UHSL1	ULTRAPRO HERNIA SYSTEM LARGE 6CM㎝X12CM寬X10CM漥 AS:ETHICON UHSL1	適用於腹壁疝氣缺損的開放式修補時．用來強化或橋接腹壁疝氣缺損處．提供傷口癒合期間較長的支撐作用	可能的不良反應多與植入物有關．包括暫時發炎性異物反應、形成血清腫、感染惡化、沾黏、廔管的行程與突出	網片Polyglecaprone材質約84天可被人體吸收並保持聚丙烯結構堅硬度俾利術中網片之定位．2.網片於植入後會形成三維的膠原纖維網路．降低傷口儲存過多結締組織與產生有害的疤痕．	"此為輕質量部分可吸收人工網膜臨床效果佳,覆發率小且病患舒適性較高．"	13000	FSZ017697002	嬰幼兒因仍會生長．本產品並不會隨著病患生長而有顯著的拉長．
901	疝氣修補網膜(橋圍) MODIFIED KUGEL HERNIA PATCH MESH 8X12CM AS:BARD 0115814	MODIFIED KUGEL HERNIA PATCH MESH 8X12CM AS:BARD 0115814	適用於需要非吸收支撐物質強化修補疝氣．於無張力疝氣修補手術時放置於腹膜前腔處．	漿瘤、黏著、血腫、發炎、擠壓突出、廔管形成以及疝氣或軟組織缺陷的復發	具防捲環、口袋與背帶設計以避免補片彎折．另確保補片於腹膜前腔內覆蓋腹股溝(含直(間)間疝氣和股疝氣)降低疝氣復發或修補不完全風險．	無	11600	FSZ010567001	1.此無張力修補手術可減少疝氣缺損周圍肌肉與韌帶組織的張力或拉力．手術傷口小且縫合針數少以減緩術後疼痛． 2.不可使用在嬰幼兒或兒童身上．聚丙烯材質面不可放置與腸子或內臟有接觸．避免造成黏著之情形．
902	亞諾貝爾生化可吸收膠 HYALOBARRIER GEL ENDO 30MG/ML/ACP 10ML + 30CM CANNULA	HYALOBARRIER GEL ENDO 30MG/ML/ACP 10ML + 30CM CANNULA	用於避免或減少婦產科骨盆腔部位手術後之組織粘連的發生	無	取自天然玻尿酸．生物相容性高．安全性高．其為凝膠狀．黏著力強．操作上更為方便．容易附著於不平整及不規則的手術切口．經過研究證實可用於內視鏡手術的防沾黏產品．可於未完全止血時使用	現無健保給付品項	14200	FSZ019410002	"本產品不建議使用於孕婦,因為安全性資料尚未確立．並建議在使用本產品後,於第一個完整的月經週期期間避免懷孕．"
903	疝氣修補網膜 MODIFIED KUGEL HERNIA PATCH MESH 6X13.7CM D:10CM AS:BARD 0115810	MODIFIED KUGEL HERNIA PATCH MESH 6X13.7CM D:10CM AS:BARD 0115810	適用於需要非吸收支撐物質強化修補疝氣．於無張力疝氣修補手術時放置於腹膜前腔處．	漿瘤、黏著、血腫、發炎、擠壓突出、廔管形成以及疝氣或軟組織缺陷的復發	具防捲環、口袋與背帶設計以避免補片彎折．另確保補片於腹膜前腔內覆蓋腹股溝(含直(間)間疝氣和股疝氣)降低疝氣復發或修補不完全風險．	無對應健保品	11600	FSZ010567001	1.此無張力修補手術可減少疝氣缺損周圍肌肉與韌帶組織的張力或拉力．手術傷口小且縫合針數少以減緩術後疼痛． 2.不可使用在嬰幼兒或兒童身上．聚丙烯材質面不可放置與腸子或內臟有接觸．避免造成黏著之情形．

904	生化可吸收膜 SURGIWRAP BIORESORBABLE MEMBRANE 100X130X0.02MM AS:MAST 25202-01	SURGIWRAP BIORESORBABLE MEMBRANE 100X130X0.02MM AS:MAST 25202-01	1隔離不同組織、阻止其重新形成黏連便於進行(再)手術、防止傷疤組織向內生長22增強軟組織薄弱部位或用於需附加使用其它增強或搭橋材料才能達成效果的手術	1若發生感染可能導致治療失敗2因手術創傷可能使神經血管受到損傷3因劇烈活動、創傷或載荷過重可能導致特材彎曲、破裂、鬆脫、摩擦或位移4植入物可能引起炎症或過敏反應5血腫、縫線拉出	以與縫線相同之聚乳酸材料製成，可被人體分解成水及二氧化碳	1.本產品可分解吸收。.2.本產品除可形成物理性隔離層外，更具防止組織沾粘之功能。	12000	FSZ016580001	無
905	生化可吸收膜 BIORESORBABLE MEMBRANE 0.05X130X200MM AS:MACROPORE(MAST) 25504-01	BIORESORBABLE MEMBRANE 0.05X130X200MM AS:MACROPORE(MAST) 25504-01	1隔離不同組織、阻止其重新形成黏連便於進行(再)手術、防止傷疤組織向內生長22增強軟組織薄弱部位或用於需附加使用其它增強或搭橋材料才能達成效果的手術	1若發生感染可能導致治療失敗2因手術創傷可能使神經血管受到損傷3因劇烈活動、創傷或載荷過重可能導致特材彎曲、破裂、鬆脫、摩擦或位移4植入物可能引起炎症或過敏反應5血腫、縫線拉出	以與縫線相同之聚乳酸材料製成，可被人體分解成水及二氧化碳	1.本產品可分解吸收。.2.本產品除可形成物理性隔離層外，更具防止組織沾粘之功能。	18500	FSZ016580004	無
906	亞諾貝爾生化可吸收膠 HYALOBARRIER GEL 40MG/ML/ACP 10ML + 5CM CANNULA	HYALOBARRIER GEL 40MG/ML/ACP 10ML + 5CM CANNULA	用於避免或減少婦產科骨盆腔部位手術後之組織粘連的發生	無	取自天然玻尿酸，生物相容性高，安全性高。其為凝膠狀，黏著力強，操作上更為方便，容易附著於不平整及不規則的手術切口。經過研究證實可用於開放式手術的防沾粘產品。可於未完全止血時使用。	現無健保給付品項	13000	FSZ019410001	"本產品不建議使用於孕婦,因為安全性資料尚未確立。並建議在使用本產品後,於第一個完整的月經週期期間避免懷孕。"
907	生化可吸收膜 BIORESORBABLE MEMBRANE 0.05X100X130MM AS:MACROPORE(MAST) 25502-01	BIORESORBABLE MEMBRANE 0.05X100X130MM AS:MACROPORE(MAST) 25502-01	1隔離不同組織、阻止其重新形成黏連便於進行(再)手術、防止傷疤組織向內生長22增強軟組織薄弱部位或用於需附加使用其它增強或搭橋材料才能達成效果的手術	1若發生感染可能導致治療失敗2因手術創傷可能使神經血管受到損傷3因劇烈活動、創傷或載荷過重可能導致特材彎曲、破裂、鬆脫、摩擦或位移4植入物可能引起炎症或過敏反應5血腫、縫線拉出	以與縫線相同之聚乳酸材料製成，可被人體分解成水及二氧化碳	1.本產品可分解吸收。.2.本產品除可形成物理性隔離層外，更具防止組織沾粘之功能。	16000	FSZ016580002	無
908	疝氣修補網膜 MODIFIED KUGEL HERNIA PATCH MESH 6X13.7CM D:7.5CM AS:BARD 0115808	MODIFIED KUGEL HERNIA PATCH MESH 6X13.7CM D:7.5CM AS:BARD 0115808	適用於需要非吸收支撐物質強化修補疝氣。於無張力疝氣修補手術時放置於腹膜前腔處。	瘻瘤、黏著、血腫、發炎、擠壓突出、腰管形成以及疝氣或軟組織缺陷的復發	具防捲環、口袋與背帶設計以避免補片彎折，另確保補片於腹膜前腔內覆蓋腹股溝(含直(間)間疝氣和股疝氣)降低疝氣復發或修補不完全風險。	無	11600	FSZ010567001	1.此無張力修補手術可減少疝氣缺損周圍肌肉與韌帶組織的張力或拉力，手術傷口小且縫合針數少以減緩術後疼痛。2.不可使用在雙幼兒或兒童身上，聚丙烯材質面不可放置與腸子或內臟有接觸，避免造成黏著之情形。
909	痔瘡環狀切割器 PROXIMATE PROCEDURE FOR PROLAPSE & HEMORRHOIDS SET AS:ETHICON PPH03	PROXIMATE PROCEDURE FOR PROLAPSE & HEMORRHOIDS SET AS:ETHICON PPH03	痔瘡相關疾病之手術治療用	吻合部位所用之金屬夾(釘)或縫合線可能影響吻合後黏膜修復完整性	1圓形吻合器係藉關閉的吻合器高度控制組織擠壓，用於脫垂及痔瘡手術2.2擴張器及細口縫合線肛門鏡係幫助細口縫合線使用於齒狀線上方，另擴張器可用來幫助吻合器插入肛管中3縫合線穿引器可在縫合時，方便縫合線拉動	無	13000	SAZ009521001	無
910	生化可吸收膜 BIORESORBABLE MEMBRANE 0.02X130X200MM AS:MACROPORE(MAST) 25204-01	BIORESORBABLE MEMBRANE 0.02X130X200MM AS:MACROPORE(MAST) 25204-01	1隔離不同組織、阻止其重新形成黏連便於進行(再)手術、防止傷疤組織向內生長22增強軟組織薄弱部位或用於需附加使用其它增強或搭橋材料才能達成效果的手術	1若發生感染可能導致治療失敗2因手術創傷可能使神經血管受到損傷3因劇烈活動、創傷或載荷過重可能導致特材彎曲、破裂、鬆脫、摩擦或位移4植入物可能引起炎症或過敏反應5血腫、縫線拉出	以與縫線相同之聚乳酸材料製成，可被人體分解成水及二氧化碳	1.本產品可分解吸收。.2.本產品除可形成物理性隔離層外，更具防止組織沾粘之功能。	16000	FSZ016580003	無
911	安潔調整型單切口懸帶 AJUST ADJUSTABLE SINGLE-INCISION SLING AS:BARD BRD700S1	AJUST ADJUSTABLE SINGLE-INCISION SLING AS:BARD BRD700S1	單一傷口微創手術設計，患者體表無傷口	可能有1.術後血腫、感染、輸管及尿殘留，膀胱阻塞等排尿困難及異物感與發炎感染症狀2.術中有鄰近血管、神經或膀胱、大腸與臟器穿刺等併發症。3.懸吊帶外露於陰道黏膜外或移位或手術失敗造成的尿失禁復發。	懸吊帶為單股聚丙烯(Polypropylene)材質修補網	無	30000	FSZ022418001	無
912	補利服矽油 PURIFIED SILICON OIL 10ML AS:FCI PRODUCTION S5-7570	PURIFIED SILICON OIL 10ML AS:FCI PRODUCTION S5-7570	網膜剝離手術後暫時填塞用	眼球高張力。脈絡膜剝離、角膜上皮細胞水腫、續發性網膜剝離、囊狀黃斑部水腫、感染、眼內炎、隅角閉鎖性青光眼、角膜炎、白內障及後期乳化等	採用無菌式以便利外科無菌手術室使用。純矽油無任何雜質。	無	6200	FAV03SLS571Z	無
913	脊椎後方固定系統 螺釘 POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM SCREW7.5X50MM AS:COSMICMIA CS 2600-7-50	POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM SCREW7.5X50MM AS:COSMICMIA CS 2600-7-50	胸、腰及薦椎錯位的手術矯正、固定及穩定，此產品設計上搭配工具可使用於微創手術，又螺釘表面有HA Conting，以提昇骨融合的效益，而在螺釘上有活動機制可達到減緩脊椎臨關節病變的產生，以延長病人使用的壽命及病變復發率。	病患過胖或骨質密度不足不宜使用	螺釘釘頭做榫紐設計，於病人術後可維持矢狀面的穩定活動；釘身作中空設計並以人工骨HA coating，可增加釘子與脊柱的摩擦力，增進動態系統的穩定度；螺釘為滅菌包裝，以降低使用單位滅菌成本。	健保品無動態效果，無法降低鄰近節退化；本產品為動態穩定系統，可有效降低及預防鄰近節退化。	32600	FBZ022873002	螺釘及滑桿為滅菌包裝，使用時先確認尺寸再拆封。
914	脊椎後方固定系統 螺釘 POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM SCREW7.5X55MM AS:COSMICMIA CS 2600-7-55	POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM SCREW7.5X55MM AS:COSMICMIA CS 2600-7-55	胸、腰及薦椎錯位的手術矯正、固定及穩定，此產品設計上搭配工具可使用於微創手術，又螺釘表面有HA Conting，以提昇骨融合的效益，而在螺釘上有活動機制可達到減緩脊椎臨關節病變的產生，以延長病人使用的壽命及病變復發率。	病患過胖或骨質密度不足不宜使用	螺釘釘頭做榫紐設計，於病人術後可維持矢狀面的穩定活動；釘身作中空設計並以人工骨HA coating，可增加釘子與脊柱的摩擦力，增進動態系統的穩定度；螺釘為滅菌包裝，以降低使用單位滅菌成本。	健保品無動態效果，無法降低鄰近節退化；本產品為動態穩定系統，可有效降低及預防鄰近節退化。	32600	FBZ022873002	螺釘及滑桿為滅菌包裝，使用時先確認尺寸再拆封。
915	吉萊(注射型)人工骨粉GENEX INJECTABLE BONE GRAFT SUBSTITUTE2.5CC AS:BIOCOMPOSITES 920-002	GENEX INJECTABLE BONE GRAFT SUBSTITUTE2.5CC AS:BIOCOMPOSITES 920-002	用以填補因外科手術、囊腫、腫瘤、骨髓炎或其他外傷造成的骨空腔或缺損	1需狀物質的注射與加壓封閉的空腔有關可能導致脂肪栓塞或材料在血流中栓塞2因手術創傷術後出現不明的神經損傷等現象3術後對材料的過敏反應或包括巨噬細胞和纖維母細胞的組織病理反應	1由鈣離子組成經生物工程製成在骨骼受傷時可促進骨骼再生2材料成分中以負電離子概念處理製程以增加骨質細胞的依附性及融合速率3材料被吸收的過程會形成動態孔洞結構與骨頭生長速率匹配，吸收後無異物殘留	健保無類似品項	36000	FBZ020047001	"病人手術後應控制各種活動量,保護手術部位不受過度重力的影響,並遵循醫生術後護理"
916	吉萊(注射型)人工骨粉 GENEX INJECTABLE BONE GRAFT SUBSTITUTE 5CC AS:BIOCOMPOSITES 900-005	GENEX INJECTABLE BONE GRAFT SUBSTITUTE 5CC AS:BIOCOMPOSITES 900-005	用以填補因手術、囊腫、腫瘤、骨髓炎或其他外傷造成的骨空腔或缺損	1需狀物質的注射與加壓封閉的空腔有關可能導致脂肪栓塞或材料在血流中栓塞2因手術創傷術後出現不明的神經損傷等現象3術後對材料的過敏反應或包括巨噬細胞和纖維母細胞的組織病理反應	1由鈣離子組成經生物工程製成在骨骼受傷時可促進骨骼再生2材料成分中以負電離子概念處理製程以增加骨質細胞的依附性及融合速率3材料被吸收的過程會形成動態孔洞結構與骨頭生長速率匹配，吸收後無異物殘留	健保無類似品項	50000	FBZ014186001	"病人手術後應控制各種活動量,保護手術部位不受過度重力的影響,並遵循醫生術後護理"
917	歐特選去礦化補骨物 OSTEO SELECT DBM PUTTY 5CC AS:BACTERIN BA309050	OSTEO SELECT DBM PUTTY 5CC AS:BACTERIN BA309050	歐特選去礦化補骨物兼具骨頭生長之必備要素—骨引導性及骨誘導性。通過動物體內測試，能提供成骨過程必需之生長架構及生長因子，使用於骨頭缺損部位，可提高手術的植骨成功率，提升醫療品質。	無	歐特選去礦化補骨物兼具骨頭生長之必備要素—骨引導性及骨誘導性。通過動物體內測試，能提供成骨過程必需之生長架構及生長因子，使用於骨頭缺損部位，可提高手術的植骨成功率，提升醫療品質。	歐特選去礦化補骨物兼具骨頭生長之必備要素—骨引導性及骨誘導性，能提供成骨過程必需之生長架構及生長因子，可提高手術的植骨成功率，避免術後因為骨頭不癒合，而需再次手術的可能風險。.健保給付品項則無骨誘導性，無生長因子。.	78000	FBZ023688003	若患者對任何用於處理過程和檢測中所使用的抗生素和化學物質(Gentamicin、PVP?Iodine、酒精與介面活性劑)有過敏情況，須特別留意。移植部位有感染情況，即為使用異體移植物的禁忌。
918	膠原蛋白骨骼填補物 COLLAGEN BONE GRAFT MATRIX GRANULES 1CC AS:NUVASIVE 5010001	COLLAGEN BONE GRAFT MATRIX GRANULES 1CC AS:NUVASIVE 5010001	本產品可用來填補四肢骨、脊椎、骨盆等骨骼系統的缺損及裂縫，或由手術及骨骼外傷產生的骨缺損。在骨骼修復的過程中，會被人體自身新生骨組織吸收取代。基於醫生審慎決定，骨填補物可先混合自體骨髓後植入人體。	無	本產品可用來填補四肢骨、脊椎、骨盆等骨骼系統的缺損及裂縫，或由手術及骨骼外傷產生的骨缺損。在骨骼修復的過程中，會被人體自身新生骨組織吸收取代。基於醫生審慎決定，骨填補物可先混合自體骨髓後植入人體。	無	21500	FBZ003458001	*嚴重退化性骨骼疾病所導致之病理性骨折。.*四肢血管神經已有嚴重疾患且未接受醫療控制的糖尿病患者、酒精中毒者等。.*具臨床徵兆的免疫問題所導致之系統性或骨性疾病。*應避免植人處直接荷重。.
919	膠原蛋白骨骼填補物 COLLAGEN BONE GRAFT MATRIX GRANULES 2CC AS:NUVASIVE 5010002	COLLAGEN BONE GRAFT MATRIX GRANULES 2CC AS:NUVASIVE 5010002	本產品可用來填補四肢骨、脊椎、骨盆等骨骼系統的缺損及裂縫，或由手術及骨骼外傷產生的骨缺損。在骨骼修復的過程中，會被人體自身新生骨組織吸收取代。基於醫生審慎決定，骨填補物可先混合自體骨髓後植入人體。	無	本產品可用來填補四肢骨、脊椎、骨盆等骨骼系統的缺損及裂縫，或由手術及骨骼外傷產生的骨缺損。在骨骼修復的過程中，會被人體自身新生骨組織吸收取代。基於醫生審慎決定，骨填補物可先混合自體骨髓後植入人體。	無	30500	FBZ003458002	*嚴重退化性骨骼疾病所導致之病理性骨折。.*四肢血管神經已有嚴重疾患且未接受醫療控制的糖尿病患者、酒精中毒者等。.*具臨床徵兆的免疫問題所導致之系統性或骨性疾病。*應避免植人處直接荷重。.

920	膠原蛋白骨骼填補物 COLLAGEN BONE GRAFT MATRIX GRANULES 5CC AS:NUVASIVE 5010005	COLLAGEN BONE GRAFT MATRIX GRANULES 5CC AS:NUVASIVE 5010005	本產品可用來填補四肢骨、脊椎、骨盆等骨骼系統的缺損及裂縫，或由手術及骨骼外傷產生的骨缺損。在骨骼修復的過程中，會被人體自身新生骨組織吸收取代。基於醫生審慎決定，骨填補物可先混合自體骨髓後植入人體。	無	本產品可用來填補四肢骨、脊椎、骨盆等骨骼系統的缺損及裂縫，或由手術及骨骼外傷產生的骨缺損。在骨骼修復的過程中，會被人體自身新生骨組織吸收取代。基於醫生審慎決定，骨填補物可先混合自體骨髓後植入人體。	無	51000	FBZ003458003	*嚴重退化性骨骼疾病所導致之病理性骨折。.*四肢血管神經已有嚴重疾患且未接受醫療控制的糖尿病患者、酒精中毒者等。.*員臨床徵兆的免疫問題所導致之系統性或骨性疾病。*應避免植人處直接荷重。.
921	膠原蛋白骨骼填補物 COLLAGEN BONE GRAFT MATRIX GRANULES 10CC AS:NUVASIVE 5010010	COLLAGEN BONE GRAFT MATRIX GRANULES 10CC AS:NUVASIVE 5010010	本產品可用來填補四肢骨、脊椎、骨盆等骨骼系統的缺損及裂縫，或由手術及骨骼外傷產生的骨缺損。在骨骼修復的過程中，會被人體自身新生骨組織吸收取代。基於醫生審慎決定，骨填補物可先混合自體骨髓後植入人體。	無	本產品可用來填補四肢骨、脊椎、骨盆等骨骼系統的缺損及裂縫，或由手術及骨骼外傷產生的骨缺損。在骨骼修復的過程中，會被人體自身新生骨組織吸收取代。基於醫生審慎決定，骨填補物可先混合自體骨髓後植入人體。	無	87000	FBZ003458004	*嚴重退化性骨骼疾病所導致之病理性骨折。.*四肢血管神經已有嚴重疾患且未接受醫療控制的糖尿病患者、酒精中毒者等。.*員臨床徵兆的免疫問題所導致之系統性或骨性疾病。*應避免植人處直接荷重。.
922	膠原蛋白骨骼填補物 COLLAGEN BONE GRAFT MATRIX STRIPS 4MM X 15MM X 45MM(2) AS:NUVASIVE 5010200	COLLAGEN BONE GRAFT MATRIX STRIPS 4MM X 15MM X 45MM(2) AS:NUVASIVE 5010200	本產品可用來填補四肢骨、脊椎、骨盆等骨骼系統的缺損及裂縫，或由手術及骨骼外傷產生的骨缺損。在骨骼修復的過程中，會被人體自身新生骨組織吸收取代。基於醫生審慎決定，骨填補物可先混合自體骨髓後植入人體。	無	本產品可用來填補四肢骨、脊椎、骨盆等骨骼系統的缺損及裂縫，或由手術及骨骼外傷產生的骨缺損。在骨骼修復的過程中，會被人體自身新生骨組織吸收取代。基於醫生審慎決定，骨填補物可先混合自體骨髓後植入人體。	無	87000	FBZ003458007	*嚴重退化性骨骼疾病所導致之病理性骨折。.*四肢血管神經已有嚴重疾患且未接受醫療控制的糖尿病患者、酒精中毒者等。.*員臨床徵兆的免疫問題所導致之系統性或骨性疾病。*應避免植人處直接荷重。.
923	補骨洞去礦化異體植骨 凝膠 GRAFTON DEMINERALIZED BONE MATRIX (DBM) ALLOGRAFT PRODUCTS GEL 5CC AS:OSTEOTECH T41130INT	GRAFTON DEMINERALIZED BONE MATRIX (DBM) ALLOGRAFT PRODUCTS GEL 5CCAS:OSTEOTECH T41130INT	作為植骨延伸物、植骨替代物、和填充骨空洞或骨路上不會影響結構穩定之骨裂縫處(即脊柱、骨盆和四肢)	目前無臨床或研究資料顯示其副作用	1含去除礦物質後之人骨組織，經添加惰性物質後製成去礦化骨基質(DBM)的異體植骨特材2產合過程中被宿主骨頭吸收、重塑並取代3柔軟或其易塑性可依植入位置模製或切成不同尺寸和形狀用	? 健保無給付類似品項	78000	FBZ019480003	禁忌症:移植部位或身體存有感染、脊柱機能不全的骨折
924	補骨洞去礦化異體植骨 泥膠 GRAFTON DEMINERALIZED BONE MATRIX (DBM) ALLOGRAFT PRODUCTS PUTTY 0.5CC AS:OSTEOTECH T43101INT	GRAFTON DEMINERALIZED BONE MATRIX (DBM) ALLOGRAFT PRODUCTS PUTTY 0.5CCAS:OSTEOTECH T43101INT	作為植骨延伸物、植骨替代物、和填充骨空洞或骨路上不會影響結構穩定之骨裂縫處(即脊柱、骨盆和四肢)	目前無臨床或研究資料顯示其副作用	1含去除礦物質後之人骨組織，經添加惰性物質後製成去礦化骨基質(DBM)的異體植骨特材2產合過程中被宿主骨頭吸收、重塑並取代3柔軟或其易塑性可依植入位置模製或切成不同尺寸和形狀用	? 健保無給付類似品項	16000	FBZ019480005	禁忌症:移植部位或身體存有感染、脊柱機能不全的骨折
925	膠原蛋白骨骼填補物 COLLAGEN BONE GRAFT MATRIX STRIPS 4MM X 15MMX22.5MM(2) AS:NUVASIVE 5010205	COLLAGEN BONE GRAFT MATRIX STRIPS 4MM X 15MMX22.5MM(2) AS:NUVASIVE 5010205	本產品可用來填補四肢骨、脊椎、骨盆等骨骼系統的缺損及裂縫，或由手術及骨骼外傷產生的骨缺損。在骨骼修復的過程中，會被人體自身新生骨組織吸收取代。基於醫生審慎決定，骨填補物可先混合自體骨髓後植入人體。	無	本產品可用來填補四肢骨、脊椎、骨盆等骨骼系統的缺損及裂縫，或由手術及骨骼外傷產生的骨缺損。在骨骼修復的過程中，會被人體自身新生骨組織吸收取代。基於醫生審慎決定，骨填補物可先混合自體骨髓後植入人體。	無	51000	FBZ003458006	*嚴重退化性骨骼疾病所導致之病理性骨折。.*四肢血管神經已有嚴重疾患且未接受醫療控制的糖尿病患者、酒精中毒者等。.*員臨床徵兆的免疫問題所導致之系統性或骨性疾病。*應避免植人處直接荷重。.
926	補骨洞去礦化異體植骨 泥膠 GRAFTON DEMINERALIZED BONE MATRIX (DBM) ALLOGRAFT PRODUCTS PUTTY 5CC AS:OSTEOTECH T43105INT	GRAFTON DEMINERALIZED BONE MATRIX (DBM) ALLOGRAFT PRODUCTS PUTTY 5CCAS:OSTEOTECH T43105INT	作為植骨延伸物、植骨替代物、和填充骨空洞或骨路上不會影響結構穩定之骨裂縫處(即脊柱、骨盆和四肢)	目前無臨床或研究資料顯示其副作用	1含去除礦物質後之人骨組織，經添加惰性物質後製成去礦化骨基質(DBM)的異體植骨特材2產合過程中被宿主骨頭吸收、重塑並取代3柔軟或其易塑性可依植入位置模製或切成不同尺寸和形狀用	? 健保無給付類似品項	78000	FBZ019480008	禁忌症:移植部位或身體存有感染、脊柱機能不全的骨折
927	骨水泥 含抗生素 BONE CEMENT WITH GENTAMICIN PALACOS R+G AS：HERAEUS 66022663	BONE CEMENT WITH GENTAMICIN PALACOS R+G AS：HERAEUS 66022663	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	單體汽可刺激呼吸道和眼睛，可能對肝造成傷害，且應避免在手術室內配戴隱形眼鏡。	需使用含抗生素骨水泥時，較現有醫師自行混合有以下優點：.1. 工廠製備預調，含量高且均勻，釋放持久且穩定。.2. 手術部位局部釋放濃度高、可以減少額外注射抗生素造成高肝腎負擔。.3.再混合其他抗生素時有加乘釋放的效果，並延長釋放時間。	健保給付品為不含抗生素的骨泥，醫師必須自行混合抗生素使用，已有明確報告指出，自行混合時只有第一天能釋放抗生素，第二天起濃度即低於殺菌必要濃度，必須額外以輸液方式施打，造成病人肝腎得過度負擔，也容易因濃度不足產生抗藥性。	21000	FBZ020346001	無
928	補骨洞去礦化異體植骨 泥膠 GRAFTON DEMINERALIZED BONE MATRIX (DBM) ALLOGRAFT PRODUCTS PUTTY 1CC AS:OSTEOTECH T43102INT	GRAFTON DEMINERALIZED BONE MATRIX (DBM) ALLOGRAFT PRODUCTS PUTTY 1CCAS:OSTEOTECH T43102INT	作為植骨延伸物、植骨替代物、和填充骨空洞或骨路上不會影響結構穩定之骨裂縫處(即脊柱、骨盆和四肢)	目前無臨床或研究資料顯示其副作用	1含去除礦物質後之人骨組織，經添加惰性物質後製成去礦化骨基質(DBM)的異體植骨特材2產合過程中被宿主骨頭吸收、重塑並取代3柔軟或其易塑性可依植入位置模製或切成不同尺寸和形狀用	? 健保無給付類似品項	23000	FBZ019480006	禁忌症:移植部位或身體存有感染、脊柱機能不全的骨折
929	補骨洞去礦化異體植骨 泥膠 GRAFTON DEMINERALIZED BONE MATRIX (DBM) ALLOGRAFT PRODUCTS PUTTY 2.5CC AS:OSTEOTECH T43103INT	GRAFTON DEMINERALIZED BONE MATRIX (DBM) ALLOGRAFT PRODUCTS PUTTY 2.5CCAS:OSTEOTECH T43103INT	作為植骨延伸物、植骨替代物、和填充骨空洞或骨路上不會影響結構穩定之骨裂縫處(即脊柱、骨盆和四肢)	目前無臨床或研究資料顯示其副作用	1含去除礦物質後之人骨組織，經添加惰性物質後製成去礦化骨基質(DBM)的異體植骨特材2產合過程中被宿主骨頭吸收、重塑並取代3柔軟或其易塑性可依植入位置模製或切成不同尺寸和形狀用	? 健保無給付類似品項	47000	FBZ019480007	禁忌症:移植部位或身體存有感染、脊柱機能不全的骨折
930	骨水泥 含抗生素 BONE CEMENT WITH GENTAMICIN PALACOS MV+G AS:HERAEUS 66031993	BONE CEMENT WITH GENTAMICIN PALACOS MV+G AS:HERAEUS 66031993	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	單體汽可刺激呼吸道和眼睛，可能對肝造成傷害，且應避免在手術室內配戴隱形眼鏡。	需使用含抗生素骨水泥時，較現有醫師自行混合有以下優點：.1. 工廠製備預調，含量高且均勻，釋放持久且穩定。.2. 手術部位局部釋放濃度高、可以減少額外注射抗生素造成高肝腎負擔。.3.再混合其他抗生素時有加乘釋放的效果，並延長釋放時間。	健保給付品為不含抗生素的骨泥，醫師必須自行混合抗生素使用，已有明確報告指出，自行混合時只有第一天能釋放抗生素，第二天起濃度即低於殺菌必要濃度，必須額外以輸液方式施打，造成病人肝腎得過度負擔，也容易因濃度不足產生抗藥性。	21000	FBZ020346001	無
931	椎體成形術骨水泥 F20 POLYMETHYLMETHACRYLATE BONE CEMENT AS:TEKNIMED T040520	F20 POLYMETHYLMETHACRYLATE BONE CEMENT AS:TEKNIMED T040520	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	骨水泥粉末內含定量之抗生素，可持續釋放以減少術後感染率	無對應健保品	25000	FBZ024065001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
932	骨水泥 含抗生素 BONE CEMENT WITH GENTAMICIN PALACOS LV+G AS:HERAEUS 66017787	BONE CEMENT WITH GENTAMICIN PALACOS LV+G AS:HERAEUS 66017787	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	單體汽可刺激呼吸道和眼睛，可能對肝造成傷害，且應避免在手術室內配戴隱形眼鏡。	需使用含抗生素骨水泥時，較現有醫師自行混合有以下優點：.1. 工廠製備預調，含量高且均勻，釋放持久且穩定。.2. 手術部位局部釋放濃度高、可以減少額外注射抗生素造成高肝腎負擔。.3.再混合其他抗生素時有加乘釋放的效果，並延長釋放時間。	健保給付品為不含抗生素的骨泥，醫師必須自行混合抗生素使用，已有明確報告指出，自行混合時只有第一天能釋放抗生素，第二天起濃度即低於殺菌必要濃度，必須額外以輸液方式施打，造成病人肝腎得過度負擔，也容易因濃度不足產生抗藥性。	21000	FBZ020346001	無
933	骨水泥 OSTEOPAL V BONE CEMENT AS:HERAEUS 66031896	OSTEOPAL V BONE CEMENT AS:HERAEUS 66031896	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	單體汽可刺激呼吸道和眼睛，可能對肝造成傷害，且應避免在手術室內配戴隱形眼鏡	1.填充與穩定椎體配合椎體填充工具使用。.2.用於緩解和消除椎體壓迫性骨折、椎體瘤（癌症或骨髓瘤），以及椎體血管瘤的疼痛。.3.產品加入葉綠素使手術區域清晰可見，二氧化鋯使骨水泥有更高顯影效果。	無	24000	FBZ020591001	無
934	克西鈣脊固骨水泥 COHESION BONE CEMENT 20ML AS:TEKNIMED CM0300	COHESION BONE CEMENT 20ML AS:TEKNIMED CM0300	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	骨水泥滲漏造成神經血管損傷	黏稠度高及顯影能力佳	健保品顯影能力差需外加顯影劑，硬化時溫度高，若有滲漏，易發生神經損傷。	24000	FBZ025611001	無
935	特衛素抗生素骨水泥 ANTIBIOTIC SIMPLEX BONE CEMENT RADIOPAQUE WITH TOBRAMYCIN 41G AS:HOWMEDICA 6197-1-001	ANTIBIOTIC SIMPLEX BONE CEMENT RADIOPAQUE WITH TOBRAMYCIN 41G AS:HOWMEDICA 6197-1-001	含特衛素抗生素simple骨水泥適用於二階段全人工關節再次矯形手術第二階段prostheses固定	不良反應根據告報:血壓暫時性下降、血栓性靜脈炎等。	抗生素均勻分散包覆於骨水泥分子達到治療與預防感染效果	健保無類似品項	21000	FBZ019006001	醫師需接受專門訓練及具有豐富經驗，完全熟悉產品特性、操作特色及使用方法
936	脊固骨水泥 SPINE-FIX VERTEBROPLASTY BONE CEMENT AS:TEKNIMED T040320S	SPINE-FIX VERTEBROPLASTY BONE CEMENT AS:TEKNIMED T040320S	本產品係病人脊柱因發生病變性骨折而需進行椎體成形術(Vertebroplasty)或椎體矯正術(Kyphoplasty)時。椎體會因骨質疏鬆症、良性腫瘤（如血管瘤Hemangiom）或惡性腫瘤（如轉移性癌症Metastatic Cancers 或骨髓瘤Myeloma）而造成疼痛的椎骨損壓性骨折。	組織學上認為骨水泥會直接或間接引起下列病發症：心跳停止、腦血管病變、肺栓塞、心肌梗塞、猝死、動脈壓降低、短暫的心臟傳導障礙。	本產品係病人脊柱因發生病變性骨折而需進行椎體成形術(Vertebroplasty)或椎體矯正術(Kyphoplasty)時，用於充填人脊柱而產生固定作用。	1.操作時間較健保充裕。.2.顯影效果比健保品項清楚。.3.骨水泥產生的溫度比健保品來得低，較不會燙傷身體組織。	26000	FBZ021578001	無
937	顱內溫度監視器導管 CAMINO INTRACRANIAL PRESSURE-TEMPERATUREMONITORING KIT AS:INTEGRA 110-4BT	CAMINO INTRACRANIAL PRESSURE-TEMPERATUREMONITORING KIT AS:INTEGRA 110-4BT	頭部外傷或腦重症病人之顱內壓監測，以提供診斷與治療計劃的擬定，減少腦重症死亡率	如感染、血栓、顱內出血等	即時性顱內壓監測	傳統治療使用CSF引流導管來測量CSF的流出量並轉換成ICP。缺點：容易阻塞、感染率高、準確度低，無法預測病人真正ICP之變化。	24000	FNZ014449002	需由專業外科醫師使用。術後應嚴格遵照的照護醫囑

938	顱內氧氣監視器導管 LICOX BRAIN OXYGEN MONITORING MICROPROBE(VK5.2+CC1.P1) AS:INTEGRA IT2	LICOX BRAIN OXYGEN MONITORING MICROPROBE(VK5.2+CC1.P1) AS:INTEGRA IT2	腦血管瘤、中風、頭外傷或腦重症病人之顱內組織氧氣濃度監測以供診斷治療計劃擬定，減少死亡率與植物人機率	如感染、血栓、顱內出血等	即時性顱內組織氧氣濃度監測	目前無健保給付品項。	41000	FNZ016650001	需由專業外科醫師使用。術後應嚴格遵照的照護醫囑
939	拜爾迪賽瑟吉西斯肛門廖管塞 BIODESIGN SURGISIS ANAL FISTULA PLUG 0.6X9.5CM AS:COOK C-AFP-0.6X9.5	BIODESIGN SURGISIS ANAL FISTULA PLUG 0.6X9.5CM AS:COOK C-AFP-0.6X9.5	1.保留括約肌完整，使術後失禁風險降到最低.2.長錐形設計方便置入，適用於多數廖管.3.術後疼痛程度較廖管切開術低.4.建議應用於高位及複雜型廖管.	無	1.可被人體完全吸收。.2.完全自體重建組織再生。.3.長錐形設計方便置入，適用於多數廖管。4.應用於高位及複雜型廖管。	無	32000	FSZ014504001	產品以豬來源做原料，不得用在對豬來源材質過敏的患者
940	顱內監測顱釘組 NEURO MONITOR SKULL BOLT KIT AS:CODMAN 82-6632	NEURO MONITOR SKULL BOLT KIT AS:CODMAN 82-6632	本產品皆由電子式24小時監測，可即時反應病患顱內壓力的變化。健保無類似功能的品。	感染、皮下腦脊髓液流出及神經方面的後遺症。	"I柯特曼™顱內壓感測變換器是一條一端載有微小的矽高感度壓電式壓力感測器及另一端有電連接的導管。感測器結合顱內壓監測器或介面控制組時，可用於各種顯示顱內壓波形或結合顱內壓結果與其他生命徵象資訊的病人監測系統。"	現行健保給付之顱內壓監測裝置，需利用手動方法來計算顱內壓力，本產品皆由電子式24小時監測，可即時反應病患顱內壓力的變化。	19550	FNZ011170002	從顱骨、皮質或腦硬膜處植入感測器時，可能會發生出血，在插入前應檢查病患的血液凝血因子。
941	新多柔膚環 45MM NUTURA DURAHESIVE WAFER 45MM	NUTURA DURAHESIVE WAFER 45MM	適用於術後造口病患	無	親膚性好、過敏性低、具柔軟性與可塑性。吸收滲液後形成龜頸環繞現象箝住造口沒有縫隙，不會造成皮膚浸潤適用於泌尿及迴腸造口	無健保給付相同之品項	360	BDZ000488005	適用於迴腸及泌尿造口
942	新多柔膚環 57MM NATURA DURAHESIVE WAFER 57MM	NATURA DURAHESIVE WAFER 57MM	適用於術後造口病患	無	親膚性好、過敏性低、具柔軟性與可塑性。吸收滲液後形成龜頸環繞現象箝住造口沒有縫隙，不會造成皮膚浸潤適用於泌尿及迴腸造口	無健保給付相同之品項	360	BDZ000488005	適用於迴腸及泌尿造口
943	護膠片環　５７MM	PROTECTIVE WAFER WITH FLANGE 57MM	雙片式造口保護皮可單獨更換造口袋，方便病人於出院後自我照護。惟目前雙片式造口保護皮皆無健保給付。	無	1.親敷性好，過敏性低。2.雙片式設計可更換便袋，方便使用。3.可搭配不同的造口袋(透明/不透明，開口/封口)，視不同場合選擇適宜產品。4.最久可用七天。	1.雙片式設計，可搭配不同種造口便袋使用。2.可單獨更換便袋，減少造口週圍皮膚傷害。	35	BBZ002950001	1.使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。2.萬一產品對皮膚造成刺激，請立即停止使用，並向醫療專業人士諮詢。3.當到造口或造口周圍皮膚鄰近區域的血液循環受損時，須小心使用。4.必需確保造口周圍的皮膚清潔乾燥,沒有沾上任何溶劑或油脂物質。
944	適透膜小片軟環　４５MM	LITTLE ONES SUR-FIT 45MM	術後造口病人	無	親膚性好、過敏性低、可黏在乾濕造口周圍的皮膚上，最久可用7天	無健保給付相同之品項	190	BBZ006125001	適用於小兒造口
945	無菌傷口引流袋連護膠片７０Ｘ１５０㎜	WOUND DRAINAGE CONTROL SYSTEM 219MM X 280MM	以人工皮黏著於造口周圍皮膚增加厚度，適應凹陷造口，作為造口術後收集排泄物用。	對吸水性膠質敷料過敏者可能有過敏反應	可開啟式造口蓋，便於清潔及引流傷口或造口	形狀：本產品為碟型可開窗式引流袋並附人工皮底座。.功能：可打開碟型外蓋照護引流管周邊皮膚免於潰爛感染，健保給付品項無此功能。	1100	BBZ001977001	皮膚過敏者請暫停使用
946	易優穩多柔膚可塑形墊高式軟皮 35MM AS:CONVATEC 409268	ESTEEM SYNERGY DURAHESIVE MOLDABLE WAFERWITH WHITE COLLAR 35MM AS:CONVATEC 409268	適用於術後造口病患	無	當造口有輕微凹陷時可選用易優穩可塑型墊高式產品，其無扣環設計感覺柔軟服貼，不須用立即可將便袋黏貼上去，剛手術後可避免因扣袋壓力而造成的傷口疼痛	無健保給付相同之品項	350	BBZ000488004	適用於凹陷性造口
947	易優穩多柔膚可塑形墊高式軟皮 48MM AS:CONVATEC 409269	ESTEEM SYNERGY DURAHESIVE MOLDABLE WAFERWITH WHITE COLLAR 48MM AS:CONVATEC 409269	適用於術後造口病患	無	當造口有輕微凹陷時可選用易優穩可塑型墊高式產品，其無扣環設計感覺柔軟服貼，不須用立即可將便袋黏貼上去，剛手術後可避免因扣袋壓力而造成的傷口疼痛	無健保給付相同之品項	350	BBZ000488004	適用於凹陷性造口
948	圓型墊高浮動環 2FC M-25MM AS:ALCARE 16602	OSTOMY FLANGE CONVEX 2FC M-25MM AS:ALCARE 16602	以人工皮黏於造口周圍皮膚並增加厚度適應凹陷之造口，配合另售便袋作為造口術後收集排泄物用。	對吸水性膠質敷料過敏者可能有過敏反應	1.適用凹陷造口。2.人工皮採預開設計具不需剪裁的方便性。.3.環邊搭配低過敏膠帶固定以預防皮膚及沐浴時人工皮的浸軟。4.可搭配腰帶加強密合度。	形狀：本產品的便袋及貼環為分離兩件式腸造口產品，健保給付項目皆為便袋及貼環一體成型。.功能：本產品能數次更換新便袋，避免排泄物異味及感染，並能免除更換貼環過於頻繁而傷及皮膚，提升長期腸造口照護的心理及生理品質。	370	BBZ001977001	選擇與造口大小相應之浮動環避免造口產生壓迫
949	適透膜小片軟環　３２MM	LITTLE ONES SUR-FIT 32MM	術後造口病人	無	親膚性好、過敏性低、可黏在乾濕造口周圍的皮膚上，最久可用7天	無健保給付相同之品項	190	BBZ006125001	適用於小兒造口
950	造口雙片式標準型長效貼環 60MM AS:COLOPLAST 13191	OSTOMY BASE PLATE 60MM AS:COLOPLAST 13191	人工肛門造.口病患使用	極少數患者有可能.會對材質過敏	"特殊專利設計,.可讓貼環更加對抗侵蝕,.親水性材質,服貼效果更好"	目前無健保.給付相似產品	210	BBZ009020001	無
951	圓型墊高浮動環 2FC L-32MM AS:ALCARE 16604	OSTOMY FLANGE CONVEX 2FC L-32MM AS:ALCARE 16604	以人工皮黏於造口周圍皮膚並增加厚度適應凹陷之造口，配合另售便袋作為造口術後收集排泄物用。	對吸水性膠質敷料過敏者可能有過敏反應	1.適用凹陷造口。2.人工皮採預開設計具不需剪裁的方便性。.3.環邊搭配低過敏膠帶固定以預防皮膚及沐浴時人工皮的浸軟。4.可搭配腰帶加強密合度。	形狀：本產品的便袋及貼環為分離兩件式腸造口產品，健保給付項目皆為便袋及貼環一體成型。.功能：本產品能數次更換新便袋，避免排泄物異味及感染，並能免除更換貼環過於頻繁而傷及皮膚，提升長期腸造口照護的心理及生理品質。	370	BBZ001977001	選擇與造口大小相應之浮動環避免造口產生壓迫
952	鑽石型浮動環 2F L-4-44MM AS:ALCARE 16597	OSTOMY FLANGE DIAMOND 2F L-4-44MM AS:ALCARE 16597	以人工皮黏於造口周圍皮膚並增加厚度適應凹陷之造口，配合另售便袋作為造口術後收集排泄物用。	對吸水性膠質敷料過敏者可能有過敏反應	1.適用凹陷造口。2.人工皮採預開設計具不需剪裁的方便性。.3.環邊搭配低過敏膠帶固定以預防皮膚及沐浴時人工皮的浸軟。4.可搭配腰帶加強密合度。	形狀：本產品的便袋及貼環為分離兩件式腸造口產品，健保給付項目皆為便袋及貼環一體成型。.功能：本產品能數次更換新便袋，避免排泄物異味及感染，並能免除更換貼環過於頻繁而傷及皮膚，提升長期腸造口照護的心理及生理品質。	220	BBZ001977001	選擇與造口大小相應之浮動環避免造口產生壓迫
953	造口雙片式標準型長效貼環 50MM AS:COLOPLAST 13181	OSTOMY BASE PLATE 50MM AS:COLOPLAST 13181	人工肛門造.口病患使用	極少數患者有可能.會對材質過敏	"特殊專利設計,.可讓貼環更加對抗侵蝕,.親水性材質,服貼效果更好"	目前無健保.給付相似產品	210	BBZ009020001	無
954	得美絆皮膚黏著劑 0.5ML/PC DERMABOND TOPICAL SKIN ADHESIVE	DERMABOND TOPICAL SKIN ADHESIVE 0.5ML/PC AS:ETHICON	適用於局部塗抹，使手術切開 (包括微創手術的穿刺，以及簡易且經徹底清潔的撕裂性外傷) 之傷口的鄰近皮膚邊緣容易密合。DERMABOND 黏膠可以與深層皮膚縫線搭配使用 (但無法取代之)。	不良反應和感染有關	無菌液態的皮膚黏膠，含有單體 (2-辛基氰基丙烯酸酯) 結構，以及著色劑 D & C 紫色二號。塗抹於皮膚時，液體的黏性如同糖漿一般，數分鐘後會完成聚合作用。研究結果顯示使用 DERMABOND 之後，能產生屏障作用，預防微生物滲入癒合中的傷口。	目前無健保給付同類品項	870	WDY014384001	勿將 DERMABOND 塗抹於潮濕的傷口。
955	手術凝膠 SURGICAL ADHESIVE SYRINGE 2ML AS:CRYOLIFE BG3502-5-US	SURGICAL ADHESIVE SYRINGE 2ML AS:CRYOLIFE BG3502-5-US	大血管手術時止血用	使用不慎可能造成血管栓塞	成人病患在手術修護大血管時用以輔助標準止血方法	現有品無健保同產品的療效比較	28000	WHZ020019001	本產品內含純度10%戊二醛使用時請小心
956	微軟型食道支架 22MM-28MM X 12CM-9CM 如:MICROVASIVE 1425	ESOPHAGEAL STENT 22MM-28MM X 12CM-9CM AS:.MICROVASIVE 1425	適用於治療惡性贅瘤引起的食道狹窄	可能之併發症包括滑脫、再堵塞等	為永久性植入的擴張型金屬支架，用以支撐管腔內部，保持食道內壁的通暢。組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管。	"可長期支撐,避免病人多次回院使用內視鏡通條增加痛苦,對於合併化療與放療病人,食道支架可維持較穩定且長期的食道通暢,較易達成口服進食,有助於提升病人在療程中或末期治療的生活品質"	51000	CFE03UFESTSB	無
957	微軟型食道支架 17MM-23MM X 10CM-7CM 如:MICROVASIVE 1373	ESOPHAGEAL STENT 17MM-23MM X 10CM-7CM AS:MICROVASIVE 1373	適用於治療惡性贅瘤引起的食道狹窄	可能之併發症包括滑脫、再堵塞等	為永久性植入的擴張型金屬支架，用以支撐管腔內部，保持食道內壁的通暢。組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管。	"可長期支撐,避免病人多次回院使用內視鏡通條增加痛苦,對於合併化療與放療病人,食道支架可維持較穩定且長期的食道通暢,較易達成口服進食,有助於提升病人在療程中或末期治療的生活品質"	51000	CFE03UFESTSB	無
958	微軟型食道支架 22MM-28MM X 10CM-7CM 如:MICROVASIVE 1424	ESOPHAGEAL STENT 22MM-28MM X 10CM-7CM AS:MICROVASIVE 1424	適用於治療惡性贅瘤引起的食道狹窄	可能之併發症包括滑脫、再堵塞等	為永久性植入的擴張型金屬支架，用以支撐管腔內部，保持食道內壁的通暢。組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管。	"可長期支撐,避免病人多次回院使用內視鏡通條增加痛苦,對於合併化療與放療病人,食道支架可維持較穩定且長期的食道通暢,較易達成口服進食,有助於提升病人在療程中或末期治療的生活品質"	51000	CFE03UFESTSB	無

959	圍型墊高浮動環 2FC L-36MM AS:ALCARE 16605	OSTOMY FLANGE CONVEX 2FC L-36MM AS:ALCARE 16605	以人工皮黏於造口周圍皮膚並增加厚度適應凹陷之造口．配合另售便袋作為造口術後收集排泄物用．	對吸水性膠質敷料過敏者可能有過敏反應	1.適用凹陷造口．2.人工皮採預開設計具不需剪裁的方便性．3.環邊搭配低過敏膠帶固定以預防皮膚及沐浴時人工皮的浸軟．4.可搭配腰帶加強密合度．	形狀：本產品的便袋及貼環為分離兩件式關造口產品．健保給付項目皆為便袋及貼環一體成型．.功能：本產品能數次更換新便袋．避免排泄物異味及感染．並能免除更換貼環過於頻繁而傷及皮膚．提升長期關造口照護的心理及生理品質．	370	BBZ001977001	選擇與造口大小相應之浮動環避免造口產生壓迫
960	微軟型食道支架 17MM-23MM X 10CM-7CM 如:MICROVASIVE 1384	ESOPHAGEAL STENT 17MM-23MM X 10CM-7CM AS:MICROVASIVE 1384	適用於治療惡性腫瘤引起的食道狹窄	可能之併發症包括滑脫、再堵塞等	為永久性植入的擴張型金屬支架．用以支撐管腔內部．保持食道內壁的通暢．組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管．	"可長期支撐,避免病人多次回院使用內視鏡通條增加痛苦,對於合併化療與放療病人,食道支架可維持較穩定且長期的食道通暢,較易達成口服進食,有助於提升病人在療程中或末期治療的生活品質"	51000	CFE03UFESTSB	無
961	微軟型食道支架 17MM-23MM X 15CM-12CM 如:MICROVASIVE 1375	ESOPHAGEAL STENT 17MM-23MM X 15CM-12CM AS:MICROVASIVE 1375	適用於治療惡性腫瘤引起的食道狹窄	可能之併發症包括滑脫、再堵塞等	為永久性植入的擴張型金屬支架．用以支撐管腔內部．保持食道內壁的通暢．組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管．	"可長期支撐,避免病人多次回院使用內視鏡通條增加痛苦,對於合併化療與放療病人,食道支架可維持較穩定且長期的食道通暢,較易達成口服進食,有助於提升病人在療程中或末期治療的生活品質"	51000	CFE03UFESTSB	無
962	腸道金屬支架 2.2 X 9CM AS:MICROVASIVE 6502	WALLSTENT ENTERAL ENDOPROSTHESIS WITH UNISTEP PLUS DELIVERY SYSTEM 2.2 X 9CM AS:MICROVASIVE 6502	本產品適用於因惡性腫瘤造成十二指腸狹窄的緩解治療	"潛在併發症包括:出血, 疼痛, 穿孔, 支架易位, 異物感, 支架阻塞, 潰瘍, 高燒, 敗血症, 死亡"	"I波士頓科技"華勒斯腸道支架系統-十二指腸支架可透過遞送系統將鎳鈦合金的金屬支架遞送到病症處, 金屬支架在完全釋放後將會漸漸張開, 緩解狹窄"	無健保給付品項	66190	CFZ014016002	MRI: 本產品在3特斯拉或較低的核磁共振造影環境中不會對患者造成影響
963	微軟型食道支架 17MM-23MM X 12CM-9CM 如:MICROVASIVE 1385	ESOPHAGEAL STENT 17MM-23MM X 12CM-9CM AS:MICROVASIVE 1385	適用於治療惡性腫瘤引起的食道狹窄	可能之併發症包括滑脫、再堵塞等	為永久性植入的擴張型金屬支架．用以支撐管腔內部．保持食道內壁的通暢．組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管．	"可長期支撐,避免病人多次回院使用內視鏡通條增加痛苦,對於合併化療與放療病人,食道支架可維持較穩定且長期的食道通暢,較易達成口服進食,有助於提升病人在療程中或末期治療的生活品質"	51000	CFE03UFESTSB	無
964	手術凝膠 SURGICAL ADHESIVE SYRINGE 5ML AS:CRYOLIFE BG3515-5-US 5-US	SURGICAL ADHESIVE SYRINGE 5ML AS:CRYOLIFE BG3515-5-US	大血管手術時止血用	使用不慎可能造成血管栓塞	成人病患在手術修護大血管時用以輔助標準止血方法	現有品無健保同產品的療效比較	53000	WHZ020019002	本產品內含純度10%戊二醛使用時請小心
965	微電極細胞探針 STERILE MICRO TARGETING SINGLE ELECTRODE AS:MEDTRONIC 34680	STERILE MICRO TARGETING SINGLE ELECTRODE AS:MEDTRONIC 34680	術中記錄腦細胞活動(健保無類似品項)	"感染 , 腦出血"	單一細胞活動監測	健保無類似品項	9200	FNY019159001	無
966	腸道金屬支架 2.2 X 12CM AS:MICROVASIVE 6503	WALLSTENT ENTERAL ENDOPROSTHESIS WITH UNISTEP PLUS DELIVERY SYSTEM 2.2 X 12CM AS:MICROVASIVE 6503	本產品適用於因惡性腫瘤造成十二指腸狹窄的緩解治療	"潛在併發症包括:出血, 疼痛, 穿孔, 支架易位, 異物感, 支架阻塞, 潰瘍, 高燒, 敗血症, 死亡"	"I波士頓科技"華勒斯腸道支架系統-十二指腸支架可透過遞送系統將鎳鈦合金的金屬支架遞送到病症處, 金屬支架在完全釋放後將會漸漸張開, 緩解狹窄"	無健保給付品項	66190	CFZ014016002	MRI: 本產品在3特斯拉或較低的核磁共振造影環境中不會對患者造成影響
967	腸道金屬支架 2.2 X 6CM AS:MICROVASIVE 6501	WALLSTENT ENTERAL ENDOPROSTHESIS WITH UNISTEP PLUS DELIVERY SYSTEM 2.2 X 6CM AS:MICROVASIVE 6501	本產品適用於因惡性腫瘤造成十二指腸狹窄的緩解治療	"潛在併發症包括:出血, 疼痛, 穿孔, 支架易位, 異物感, 支架阻塞, 潰瘍, 高燒, 敗血症, 死亡"	"I波士頓科技"華勒斯腸道支架系統-十二指腸支架可透過遞送系統將鎳鈦合金的金屬支架遞送到病症處, 金屬支架在完全釋放後將會漸漸張開, 緩解狹窄"	無健保給付品項	66190	CFZ014016002	MRI: 本產品在3特斯拉或較低的核磁共振造影環境中不會對患者造成影響
968	腸道金屬支架 2.5 X 12CM AS:MICROVASIVE 6506	WALLSTENT ENTERAL ENDOPROSTHESIS WITH UNISTEP PLUS DELIVERY SYSTEM 2.5 X 12CM AS:MICROVASIVE 6506	本產品適用於因惡性腫瘤造成結腸狹窄的緩解治療	"潛在併發症包括:出血, 疼痛, 穿孔, 支架易位, 異物感, 支架阻塞, 潰瘍, 高燒, 敗血症, 死亡"	"I波士頓科技"華勒斯腸道支架系統-結腸支架可透過遞送系統將鎳鈦合金的金屬支架遞送到病症處, 金屬支架在完全釋放後將會漸漸張開, 緩解狹窄"	無健保給付品項	66190	CFZ014016001	MRI: 本產品在3特斯拉或較低的核磁共振造影環境中不會對患者造成影響
969	腸道金屬支架 2.5 X 6CM AS:MICROVASIVE 6504	WALLSTENT ENTERAL ENDOPROSTHESIS WITH UNISTEP PLUS DELIVERY SYSTEM 2.5 X 6CM AS:MICROVASIVE 6504	本產品適用於因惡性腫瘤造成結腸狹窄的緩解治療	"潛在併發症包括:出血, 疼痛, 穿孔, 支架易位, 異物感, 支架阻塞, 潰瘍, 高燒, 敗血症, 死亡"	"I波士頓科技"華勒斯腸道支架系統-結腸支架可透過遞送系統將鎳鈦合金的金屬支架遞送到病症處, 金屬支架在完全釋放後將會漸漸張開, 緩解狹窄"	無健保給付品項	66190	CFZ014016001	MRI: 本產品在3特斯拉或較低的核磁共振造影環境中不會對患者造成影響
970	微軟型食道支架 17MM-23MM X 15CM-12CM 如:MICROVASIVE 1386	ESOPHAGEAL STENT 17MM-23MM X 15CM-12CM AS:MICROVASIVE 1386	適用於治療惡性腫瘤引起的食道狹窄	可能之併發症包括滑脫、再堵塞等	為永久性植入的擴張型金屬支架．用以支撐管腔內部．保持食道內壁的通暢．組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管．	"可長期支撐,避免病人多次回院使用內視鏡通條增加痛苦,對於合併化療與放療病人,食道支架可維持較穩定且長期的食道通暢,較易達成口服進食,有助於提升病人在療程中或末期治療的生活品質"	51000	CFE03UFESTSB	無
971	經內視鏡膽道金屬支架/1-4-3膜 AS:MICROVASIVE M00570720	WALLSTENT BILIARY ENDOPROSTHESIS L:4CM-COVERED 3CM OD:1CM AS:MICROVASIVE M00570720	適用於治療惡性腫瘤引起的膽道狹窄．	可能斑發症包括滑脫、再堵塞等．	為永久性植入的擴張型金屬支架．用以支撐管腔內部．保持膽道內壁的通暢．組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管．	"可長期支撐,避免病人多次回院更換塑膠支架增加痛苦(平均三個月內在堵塞),膽道金屬支架可維持較穩定且長期的膽道通暢,有助於提升病人在療程中或末期治療的生活品質"	58500	CDZ018307001	無
972	經內視鏡膽道金屬支架/1-6-5CM膜 AS:MICROVASIVE M00570730	WALLSTENT BILIARY ENDOPROSTHESIS L:6CMX COVERED 5CM OD:1CM AS:MICROVASIVE M00570730	適用於治療惡性腫瘤引起的膽道狹窄．	可能斑發症包括滑脫、再堵塞等．	為永久性植入的擴張型金屬支架．用以支撐管腔內部．保持膽道內壁的通暢．組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管．	"可長期支撐,避免病人多次回院更換塑膠支架增加痛苦(平均三個月內在堵塞),膽道金屬支架可維持較穩定且長期的膽道通暢,有助於提升病人在療程中或末期治療的生活品質"	58500	CDZ018307001	無
973	經內視鏡膽道金屬支架/8-7膜 AS:MICROVASIVE M00570710	WALLSTENT BILIARY ENDOPROSTHESIS L:8CMXCOVERED 7CM OD:0.8CM AS:MICROVASIVE M00570710	適用於治療惡性腫瘤引起的膽道狹窄．	可能斑發症包括滑脫、再堵塞等．	為永久性植入的擴張型金屬支架．用以支撐管腔內部．保持膽道內壁的通暢．組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管．	"可長期支撐,避免病人多次回院更換塑膠支架增加痛苦(平均三個月內在堵塞),膽道金屬支架可維持較穩定且長期的膽道通暢,有助於提升病人在療程中或末期治療的生活品質"	58500	CDZ018307001	無
974	腸道金屬支架 2.5 X 9CM AS:MICROVASIVE 6505	WALLSTENT ENTERAL ENDOPROSTHESIS WITH UNISTEP PLUS DELIVERY SYSTEM 2.5 X 9CM AS:MICROVASIVE 6505	本產品適用於因惡性腫瘤造成結腸狹窄的緩解治療	"潛在併發症包括:出血, 疼痛, 穿孔, 支架易位, 異物感, 支架阻塞, 潰瘍, 高燒, 敗血症, 死亡"	"I波士頓科技"華勒斯腸道支架系統-結腸支架可透過遞送系統將鎳鈦合金的金屬支架遞送到病症處, 金屬支架在完全釋放後將會漸漸張開, 緩解狹窄"	無健保給付品項	66190	CFZ014016001	MRI: 本產品在3特斯拉或較低的核磁共振造影環境中不會對患者造成影響
975	經內視鏡膽道金屬支架0.8X8CM AS:MICROVASIVE M00570620	WALLSTENT BILIARY ENDOPROSTHESIS OD:0.8 L:8CM AS:MICROVASIVE M00570620	本產品適用於因惡性腫瘤造成膽道狹窄的緩解治療	"潛在併發症包括:出血, 疼痛, 穿孔, 支架易位, 異物感, 支架阻塞, 膽管潰瘍, 高燒, 膽管炎, 膽囊炎, 死亡"	"I波士頓科技"華勒斯膽道支架系統可透過遞送系統將鎳鈦合金的金屬支架遞送到病症處, 金屬支架在完全釋放後將會漸漸張開, 緩解狹窄"	"健保品項塑膠支架每3個月需要更換一次, ""波士頓科技""華勒斯膽道支架系統不但直徑更大有更好的引流量, 同時最長可維持1年的通暢期"	58500	CDZ018307001	MRI: 本產品在3特斯拉或較低的核磁共振造影環境中不會對患者造成影響
976	經內視鏡膽道金屬支架 /1-8-7膜 AS:MICROVASIVE M00570740	WALLSTENT BILIARY ENDOPROSTHESIS L:8CMX COVERED 7CM OD:1CM AS:MICROVASIVE M00570740	適用於治療惡性腫瘤引起的膽道狹窄．	可能斑發症包括滑脫、再堵塞等．	為永久性植入的擴張型金屬支架．用以支撐管腔內部．保持膽道內壁的通暢．組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管．	"可長期支撐,避免病人多次回院更換塑膠支架增加痛苦(平均三個月內在堵塞),膽道金屬支架可維持較穩定且長期的膽道通暢,有助於提升病人在療程中或末期治療的生活品質"	58500	CDZ018307001	無
977	經內視鏡膽道金屬支架1X6CM AS:MICROVASIVE M00570640	WALLSTENT BILIARY ENDOPROSTHESIS OD:1CM L:6CM AS:MICROVASIVE M00570640	本產品適用於因惡性腫瘤造成膽道狹窄的緩解治療	"潛在併發症包括:出血, 疼痛, 穿孔, 支架易位, 異物感, 支架阻塞, 膽管潰瘍, 高燒, 膽管炎, 膽囊炎, 死亡"	"I波士頓科技"華勒斯膽道支架系統可透過遞送系統將鎳鈦合金的金屬支架遞送到病症處, 金屬支架在完全釋放後將會漸漸張開, 緩解狹窄"	"健保品項塑膠支架每3個月需要更換一次, ""波士頓科技""華勒斯膽道支架系統不但直徑更大有更好的引流量, 同時最長可維持1年的通暢期"	58500	CDZ018307001	MRI: 本產品在3特斯拉或較低的核磁共振造影環境中不會對患者造成影響
978	經內視鏡膽道金屬支架0.8X6CM EX:MICROVASIVE 43020	WALLSTENT BILIARY ENDOPROSTHESIS OD:0.8 L:6CM EX:MICROVASIVE 43020	本產品適用於因惡性腫瘤造成膽道狹窄的緩解治療	"潛在併發症包括:出血, 疼痛, 穿孔, 支架易位, 異物感, 支架阻塞, 膽管潰瘍, 高燒, 膽管炎, 膽囊炎, 死亡"	"I波士頓科技"華勒斯膽道支架系統可透過遞送系統將鎳鈦合金的金屬支架遞送到病症處, 金屬支架在完全釋放後將會漸漸張開, 緩解狹窄"	"健保品項塑膠支架每3個月需要更換一次, ""波士頓科技""華勒斯膽道支架系統不但直徑更大有更好的引流量, 同時最長可維持1年的通暢期"	58500	CDZ018307001	MRI: 本產品在3特斯拉或較低的核磁共振造影環境中不會對患者造成影響
979	經內視鏡膽道金屬支架/6-5 膜 AS:MICROVASIVE M00570700	WALLSTENT BILIARY ENDOPROSTHESIS L:6CMXCOVERED 5CM OD:0.8CM AS:MICROVASIVE M00570700	適用於治療惡性腫瘤引起的膽道狹窄．	可能斑發症包括滑脫、再堵塞等．	為永久性植入的擴張型金屬支架．用以支撐管腔內部．保持膽道內壁的通暢．組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管．	"可長期支撐,避免病人多次回院更換塑膠支架增加痛苦(平均三個月內在堵塞),膽道金屬支架可維持較穩定且長期的膽道通暢,有助於提升病人在療程中或末期治療的生活品質"	58500	CDZ018307001	無

980	愛佛盧迅食道支架系統 25MMX20MMX8MMX12.5CM AS:COOK EVO-20-25-12.5-E	EVOLUTION ESOPHAGEAL STENT SYSTEM 25MMX20MMX8MMX12.5CM AS:COOK EVO-20-25-12.5-E	維持惡性的食道阻塞通暢和/或封閉性氣管食道廔管	無	可完全回收調整位置	無	51000	CFE03EVE01CK	"支架放置後,應讓患者細嚼或食用柔軟的食物或濃湯。"
981	愛佛盧迅食道支架系統 25MMX20MMX8MMX15CM AS:COOK EVO-20-25-15-E	EVOLUTION ESOPHAGEAL STENT SYSTEM 25MMX20MMX8MMX15CM AS:COOK EVO-20-25-15-E	維持惡性的食道阻塞通暢和/或封閉性氣管食道廔管	無	可完全回收調整位置	無	51000	CFE03EVE01CK	"支架放置後,應讓患者細嚼或食用柔軟的食物或濃湯。"
982	經內視鏡膽道金屬支架1X8CM AS:MICROVASIVE M00570650	WALLSTENT BILIARY STENT SYSTEMS OD:1CM L:8CM AS:MICROVASIVE M00570650	本產品適用於因惡性腫瘤造成膽道狹窄的緩解治療	"潛在併發症包括:出血, 疼痛, 穿孔, 支架易位, 異物感, 支架阻塞, 膽管潰瘍, 高燒, 膽管炎, 膽囊炎, 死亡"	"I波士頓科技"華勒斯膽道支架系統可透過遞送系統將鎳鈦合金的金屬支架遞送到病症處, 金屬支架在完全釋放後將會漸漸張開, 緩解狹窄"	"健保品項塑膠支架每3個月需要更換一次, ""波士頓科技""華勒斯膽道支架系統不但直徑更大有更好的引流量, 同時最長可維持1年的通暢期"	58500	CDZ018307001	MRI: 本產品在3特斯拉或較低的核磁共振造影環境中不會對患者造成影響
983	愛佛盧迅食道支架系統 EVOLUTION ESOPHAGEAL STENT SYSTEM 25MMX20MMX8MMX8CM AS:COOK EVO-20-25-8-E	EVOLUTION ESOPHAGEAL STENT SYSTEM 25MMX20MMX8MMX8CM AS:COOK EVO-20-25-8-E	維持惡性的食道阻塞通暢和/或封閉性氣管食道廔管	無	可完全回收調整位置	無	51000	CFE03EVE01CK	"支架放置後,應讓患者細嚼或食用柔軟的食物或濃湯。"
984	經內視鏡膽道支架0.8X4CM EX:MICROVASIVE 43010	WALLSTENT BILIARY ENDOPROSTHESIS OD:0.8 ,L:4CM EX:MICROVASIVE 43010	本產品適用於因惡性腫瘤造成膽道狹窄的緩解治療	"潛在併發症包括:出血, 疼痛, 穿孔, 支架易位, 異物感, 支架阻塞, 膽管潰瘍, 高燒, 膽管炎, 膽囊炎, 死亡"	"I波士頓科技"華勒斯膽道支架系統可透過遞送系統將鎳鈦合金的金屬支架遞送到病症處, 金屬支架在完全釋放後將會漸漸張開, 緩解狹窄"	"健保品項塑膠支架每3個月需要更換一次, ""波士頓科技""華勒斯膽道支架系統不但直徑更大有更好的引流量, 同時最長可維持1年的通暢期"	58500	CDZ018307001	MRI: 本產品在3特斯拉或較低的核磁共振造影環境中不會對患者造成影響
985	愛佛盧迅食道支架系統 25MMX20MMX8MMX10CM AS:COOK EVO-20-25-10-E	EVOLUTION ESOPHAGEAL STENT SYSTEM 25MMX20MMX8MMX10CM AS:COOK EVO-20-25-10-E	維持惡性的食道阻塞通暢和/或封閉性氣管食道廔管	無	可完全回收調整位置	無	51000	CFE03EVE01CK	"支架放置後,應讓患者細嚼或食用柔軟的食物或濃湯。"
986	冷循環式射頻燒灼電極針 3針 17G X 15CM X 3CM AS:COVIDIEN SWCT-15303	COOL-TIP RF SWITCHING ELECTRODE KIT-3 ELECTRODES 17G X 15CM X 3CM AS:COVIDIEN SWCT-15303	腫瘤多顆或大於5cm	1.疼痛。2.發燒：約2至7天可緩解。3.出血：傷口會有輕微滲血，會以砂袋加壓678小時，並臥床休息至少4小時。	"三針式消融,單次消融範圍可達5.9cm"	單次消融範圍大於健保品並可單次多顆	60000	TKP03SWCT32C	無
987	冷循環式射頻燒灼電極針 3針 17G X 25CM X 3CM AS:COVIDIEN SWCT-25303	COOL-TIP RF SWITCHING ELECTRODE KIT-3 ELECTRODES 17G X 25CM X 3CM AS:COVIDIEN SWCT-25303	多顆或大於5cm	無	"三針式消融,單次消融範圍可達5.9cm"	"單次消融範圍大於健保品,多針式置針之安全性較高,並可單次多顆"	60000	TKP03SWCT32C	無
988	雙極無線電治療針 標準型 150-T20 150MM X 20MM AS:CELON WB990148	CELONPROSURGE STANDARD 150-T20 150MM X 20MM AS:CELON WB990148	支氣管鏡進入人體於接近目標組織處，將細胞刷插入支氣管鏡，於組織上進行採集後取出，將檢體化驗，完成診療。	1.微小傷口產生2.些微出血	1. 特殊刷毛容易採集檢體 。 2.刷毛直徑可配合竟大支氣管。 3.出色抗彎性與優秀的插入性 。	健保給付無同類品項	38590	TKZ018008001	無
989	COOL-TIP RF SWITCHING ELECTRODE KIT-2 ELECTRODES 17G X 15CM X 3CM AS:COVIDIEN SWCT-1530	COOL-TIP RF SWITCHING ELECTRODE KIT-2 ELECTRODES 17G X 15CM X 3CM AS:COVIDIEN SWCT-1530	多顆或大於5cm	無	"雙針式消融,單次消融範圍可達5cm"	"單次消融範圍大於健保品,多針式置針之安全性較高,並可單次多顆"	42000	TKP03SWCT22C	無
990	雙極無線電治療針 標準型 150-T30 150MM X 30MM AS:CELON WB990149	CELONPROSURGE STANDARD 150-T30 150MM X 30MM AS:CELON WB990149	以超音波導經皮穿刺或開刀將探針置於腫瘤後，連接無線射頻裝置以電流破壞腫瘤細胞	1.疼痛。2.發燒：約2至7天可緩解。3.出血：傷口會有輕微滲血，會以砂袋加壓678小時，並臥床休息至少4小時。	1.雙極+多極雙模功能。2.電腦控制，3D阻抗值回授控制。	健保給付無同類品項	38590	TKZ018008001	無
991	微波手術燒灼系統用探針 14GX15CM AS:MEDWAVES 14-15-LH-35	MICROWAVE COAGULATION/ABLATION SYSTEM PROBE 14GX15CM AS:MEDWAVES 14-15-LH-35	用以搭配原廠專用探針進行軟組織燒灼	典型的與一般手術電氣灼燒相關的不良反應	無	無	78000	TKZ022760001	無
992	雙極無線電治療針 標準型 150-T40 150MM X 40MM AS:CELON WB990150	CELONPROSURGE STANDARD 150-T40 150MM X 40MM AS:CELON WB990150	以超音波導經皮穿刺或開刀將探針置於腫瘤後，連接無線射頻裝置以電流破壞腫瘤細胞	1.疼痛。2.發燒：約2至7天可緩解。3.出血：傷口會有輕微滲血，會以砂袋加壓678小時，並臥床休息至少4小時。	1.雙極+多極雙模功能。2.電腦控制，3D阻抗值回授控制。	健保給付無同類品項	38590	TKZ018008001	無
993	拋棄式胎兒真空吸引杯(吸引面顆粒狀) 材質:SILICONE 內徑:60mm 如:MEDELA	SOFT VACUUM CUPS SINGLE USE SILC CUP ID:60MM AS:MEDELA	不符比例原則	頭顱血腫	軟質SILC材質	無	2300	CDY014360001	無
994	冷循環式射頻燒灼電極針 2針 17G X 25CM X 3CM AS:COVIDIEN SWCT-2530	COOL-TIP RF SWITCHING ELECTRODE KIT-2 ELECTRODES 17G X 25CM X 3CM AS:COVIDIEN SWCT-2530	多顆或大於5cm	無	"雙針式消融,單次消融範圍可達5cm"	"單次消融範圍大於健保品,多針式置針之安全性較高,並可單次多顆"	42000	TKP03SWCT22C	無
995	冷循環式射頻燒灼電極針 3針 17G X 15CM X 4CM AS:COVIDIEN SWCT-1540	COOL-TIP RF SWITCHING ELECTRODE KIT-3 ELECTRODES 17G X 15CM X 4CM AS:COVIDIEN SWCT-1540	多顆或大於5cm	無	"三針式消融,單次消融範圍可達6.5cm"	"單次消融範圍大於健保品,多針式置針之安全性較高,並可單次多顆"	60000	TKP03SWCT32C	無
996	冷循環式射頻燒灼電極針 3針 17G X 25CM X 4CM AS:COVIDIEN SWCT-2540	COOL-TIP RF SWITCHING ELECTRODE KIT-3 ELECTRODES 17G X 25CM X 4CM AS:COVIDIEN SWCT-2540	多顆或大於5cm	無	"三針式消融,單次消融範圍可達6.5cm"	"單次消融範圍大於健保品,多針式置針之安全性較高,並可單次多顆"	60000	TKP03SWCT32C	無
997	合成可吸收性硬腦膜組織黏膠 DURASEAL DURAL SEALANT SYSTEM AS:CONFLUENT 20-2050	DURASEAL DURAL SEALANT SYSTEM AS:CONFLUENT 20-2050	確保病人不會因為腦脊髓液滲漏問題導致病情拖延	無	FDA通過用於腦脊髓液止漏之凝膠	無健保品項可比較	41000	TTZ018401001	一次性使用
998	雙極無線電治療針 標準型 200-T20 200MM X 20MM AS:CELON WB990151	CELONPROSURGE STANDARD 200-T20 200MM X 20MM AS:CELON WB990151	以超音波導經皮穿刺或開刀將探針置於腫瘤後，連接無線射頻裝置以電流破壞腫瘤細胞	1.疼痛。2.發燒：約2至7天可緩解。3.出血：傷口會有輕微滲血，會以砂袋加壓678小時，並臥床休息至少4小時。	1.雙極+多極雙模功能。2.電腦控制，3D阻抗值回授控制。	健保給付無同類品項	38590	TKZ018008001	無
999	雙極無線電治療針 標準型 200-T30 200MM X 30MM AS:CELON WB990152	CELONPROSURGE STANDARD 200-T30 200MM X 30MM AS:CELON WB990152	以超音波導經皮穿刺或開刀將探針置於腫瘤後，連接無線射頻裝置以電流破壞腫瘤細胞	1.疼痛。2.發燒：約2至7天可緩解。3.出血：傷口會有輕微滲血，會以砂袋加壓678小時，並臥床休息至少4小時。	1.雙極+多極雙模功能。2.電腦控制，3D阻抗值回授控制。	健保給付無同類品項	38590	TKZ018008001	無
1000	雙極無線電治療針 標準型 200-T40 200MM X 40MM AS:CELON WB990153	CELONPROSURGE STANDARD 200-T40 200MM X 40MM AS:CELON WB990153	以超音波導經皮穿刺或開刀將探針置於腫瘤後，連接無線射頻裝置以電流破壞腫瘤細胞	1.疼痛。2.發燒：約2至7天可緩解。3.出血：傷口會有輕微滲血，會以砂袋加壓678小時，並臥床休息至少4小時。	1.雙極+多極雙模功能。2.電腦控制，3D阻抗值回授控制。	健保給付無同類品項	38590	TKZ018008001	無
1001		WOLF STONE BASKET 3.5FR 8952.535	使用於泌尿道結石	"無明顯特殊副作用,但結石無法從取石網取出時則需進行外科手術"	安得喜(氧化再生纖維)為滅菌可吸收黃白色針織纖維，是經過氧化處理的再生纖維，性質穩定。本身可用於發炎表面，可減少婦科骨盆手術的沾黏情況。	無對應健保品	7600	CGUS1STBASAN	無
1002	拋棄式牽引器 ALEXIS WOUND RETRACTORS FOR 2.5-6CM INCISIONS S AS:APPLIED C8301	ALEXIS WOUND RETRACTORS FOR 2.5-6CM INCISIONS S AS:APPLIED C8301	提供在傳統手術及腹腔鏡手術期間保護傷口避免感染及傷口牽引	無	有效完整撐開傷口，保持傷口濕潤，降低感染風險，術後復原快，疼痛少	無類似健保給付品項	3200	TSZ010846005	遵醫囑使用
1003	RITA電燒治療針 STAR BURST XL(3-5CM) 15CM長	RITA STAR BURST XL(3-5CM)	肝(腎)臟等實質器管之腫瘤消除、凝血或切除過程用。不符合健保給付規定為：考量價格昂貴暫不納入健保給付。	即肝(腎)臟手有關的潛在副作用：如麻醉相關問題、膽汁滲露、肝臟疼痛、肝衰竭、傷口裂開、傷口感染等	利用射頻(Radiofrequency)能量進行軟組織凝血與切除，爪針可消除不同大小的腫瘤，直接以病灶燒灼為?圍體，在溫度回饋，能確保腫瘤細胞死亡。	健保針型為單針，若須處理軟組織與腫瘤，依處理大小須使用多支針覆蓋，但因單針燒灼為?圍體，在針與針邊緣的覆蓋率較低，病灶復發機會較高。使用本產品之爪狀設計，僅須使用一支針就可覆蓋3-5公分直徑之大球體，完整覆蓋燒灼區域，減少病灶復發機會。	52500	FBZ021630001	請勿使用於裝有心臟節律器之患者。
1004	拋棄式牽引器 ALEXIS WOUND RETRACTORS FOR 5-9CM INCISIONS M AS:APPLIED C8302	ALEXIS WOUND RETRACTORS FOR 5-9CM INCISIONS M AS:APPLIED C8302	提供在傳統手術及腹腔鏡手術期間保護傷口避免感染及傷口牽引	無	有效完整撐開傷口，保持傷口濕潤，降低感染風險，術後復原快，疼痛少	無類似健保給付品項	3400	TSZ010846004	遵醫囑使用

1005	凝膠式內視鏡手助套環系統 GELPORT SYSTEM WITH ALEXIS O RETRACTOR 120MM AS:APPLIED C8XX2	GELPORT SYSTEM WITH ALEXIS O RETRACTOR 120MM AS:APPLIED C8XX2	於手術時輔助建立通道	無	方便執行內視鏡手術時可用手輔助器械操作，保持腹腔氣體不流失，縮短手術時間，減少風險	無類似健保給付品項	28500	TSZ010846001	遵醫囑使用
1006	拋棄式牽引器 ALEXIS WOUND RETRACTORS FOR 11-17CM INCISIONS XL AS:APPLIED C8304	ALEXIS WOUND RETRACTORS FOR 11-17CM INCISIONS XL AS:APPLIED C8304	提供在傳統手術及腹腔鏡手術期間保護傷口避免感染及傷口牽引	無	有效完整撐開傷口，保持傷口濕潤，降低感染風險，術後復原快，疼痛少	無類似健保給付品項	4800	TSZ010846003	遵醫囑使用
1007	逆福仕用針 DEFLUX METAL NEEDLE AS:Q-MED DX-1202	DEFLUX METAL NEEDLE AS:Q-MED DX-1202	注射針專用於將Deflux植體注入缺陷部位隆起瓣膜，來阻止膀胱輸尿管逆流(VUR)。	"注射針拔離後,注射部位可能輕微出血。"	注射針專用於將Deflux植體注入缺陷部位隆起瓣膜，來阻止膀胱輸尿管逆流(VUR)。	無	4300	FUN01X1202QJ	由專業醫師使用
1008	霹克扁桃腺及線樣體電漿刀片 PEAK PLASMA BLADE TNA AS:MEDTRONIC PS300-002	PEAK PLASMA BLADE TNA AS:MEDTRONIC PS300-002	可適用於耳鼻喉科扁桃腺切除手術，或其他須對軟組織進行切除與止血的手術。	目前臨床及研究數據沒有顯示副作用。	可適用於耳鼻喉科扁桃腺切除手術，或其他須對軟組織進行切除與止血的手術。	傳統電燒是利用大量熱能將組織斷開，溫度高達2~3百多度，高溫將會破壞周圍組織，可能導致組織壞死且疼痛程度較大，需增加止痛藥量及延長術後恢復時間。此特材是於低溫(平均手術溫度40~70度)下精準切割軟組織、降低組織熱傷害之程度及加速組織癒合。	17000	TKY026604001	1.限單次使用，不可重複或再消毒後使用。2.需受過完整訓練的醫師才可使用。3.此醫材需要使用病人回路貼片。4.勿將本系統用於身體附屬肢體器官，例如手指外科或割包皮。
1009	丟棄式肌電檢查用電極針 DISPO CONCENTRIC NEEDLE 0.46MMX37MM	DISPO CONCENTRIC NEEDLE 0.46MMX37MM	用來記錄肌電圖(EMG)中的肌肉收縮情形。	可能會有微量疼痛或出血，以及極少機率可能有暈針反應	中心為銀材質傳導提供可信賴的紀錄，銳利的設計易於皮膚穿刺和提高病人的舒適度，人體工學設計的軸心手把較易使用，手把上有刻紋標記，可識別斜角位置，任何方向都可直接連接安寶同軸纜線，提供可信賴的紀錄，具低阻抗且高信號品質，提供六種尺寸	目前無健保給付之類似耗材，對應之檢查無其他可取代之檢查項目	170	NEY022120W01	注意事項：此產品限單一病患使用，如果包裝毀損或已開啟請勿使用，請勿重複使用。
1010	丟棄式肌電檢查用電極針　５０MM	DISPO CONCENTRIC NEEDLE 0.46MMX50MM	用來記錄肌電圖(EMG)中的肌肉收縮情形。	可能會有微量疼痛或出血，以及極少機率可能有暈針反應	中心為銀材質傳導提供可信賴的紀錄，銳利的設計易於皮膚穿刺和提高病人的舒適度，人體工學設計的軸心手把較易使用，手把上有刻紋標記，可識別斜角位置，任何方向都可直接連接安寶同軸纜線，提供可信賴的紀錄，具低阻抗且高信號品質，提供六種尺寸	目前無健保給付之類似耗材，對應之檢查無其他可取代之檢查項目	170	NEY022120W01	注意事項：此產品限單一病患使用，如果包裝毀損或已開啟請勿使用，請勿重複使用。
1011	拋棄式牽引器 ALEXIS WOUND RETRACTORS FOR 2-4CM INCISIONS XS AS:APPLIED C8312	ALEXIS WOUND RETRACTORS FOR 2-4CM INCISIONS XS AS:APPLIED C8312	提供在傳統手術及腹腔鏡手術期間保護傷口避免感染及傷口牽引	無任何副作用	有效完整撐開傷口，保持傷口濕潤，降低感染風險，術後復原快，疼痛少	可直接植入腹腔修補疝氣, 並預防網膜與臟器發生沾黏	2800	TSZ010846006	遵醫囑使用
1012	淚囊栓 PUNCTAL PLUGS 0.8MM漂 X 1.35MM寘 2PC/BX	PUNCTAL PLUGS 0.8MM漂 X 1.35MM寘 2PC/BX	乾眼症阻塞淚點	流淚、慢性發炎、栓子脫出、栓子遺失後淚管阻塞、化膿性肉芽腫等	為一小型矽質淚囊栓，包含：1.領圈 2.圓筒主幹 3.圓狀體。	無	2710	TBZ010732001	無
1013	淚囊栓 PUNCTAL PLUGS 1.1MM漂 X 1.5MM寘 2PC/BX	PUNCTAL PLUGS 1.1MM漂 X 1.5MM寘 2PC/BX	乾眼症阻塞淚點	流淚、慢性發炎、栓子脫出、栓子遺失後淚管阻塞、化膿性肉芽腫等	為一小型矽質淚囊栓，包含：1.領圈 2.圓筒主幹 3.圓狀體。	無	2710	TBZ010732001	無
1014	組織凝集儀手控加長型電極 LIGASURE MAX HANDSWITCHING ELE AS:USSC-VALLEYLAB LS3092	LIGASURE MAX HANDSWITCHING ELE AS:USSC-VALLEYLAB LS3092	健保署拒絕給付。	無	1.適用於open surgery 2.可結紮7mm以下血管及組織 3. 可選擇手控及腳控使用 4.搭配LS3090器械使用	無對應健保品	5600	SAY021046001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1015	噴霧容器(輔助腔) 呼吸器用 AEROCHAMBER FOR VENTILATOR	AEROCHAMBER FOR VENTILATOR	無相似健保給付品。.原為內含品項，後經申請後改為自費品項，品項代碼CRY011356001	無副作用	此產品主要適用於插管病人，將定量噴霧劑藉由呼吸輔助器銜接至呼吸管路，可將藥物輸送至病人肺部。	無健保相似給付品	735	CRG0311356TL	無
1016	拋棄式牽引器 ALEXIS WOUND RETRACTORS FOR 1-3CM INCISIONS XXS AS:APPLIED C8313	ALEXIS WOUND RETRACTORS FOR 1-3CM INCISIONS XXS AS:APPLIED C8313	提供在傳統手術及腹腔鏡手術期間保護傷口避免感染及傷口牽引	無任何副作用	有效完整撐開傷口，保持傷口濕潤，降低感染風險，術後復原快，疼痛少	可直接植入腹腔修補疝氣, 並預防網膜與臟器發生沾黏	2800	TSZ010846006	遵醫囑使用
1017	焦點腹腔鏡通路裝置 GELPOINT SYSTEM 100MM AS：APPLIED CNGL2	GELPOINT SYSTEM 100MM AS：APPLIED CNGL2	用於單孔手術時輔助建立通道之用	無	設計先進，醫生不需採用較昂貴之特殊單孔手術器械，利用本系統及一般腹腔鏡手術器械即可進行單孔手術。保持傷口最小，同時保護傷口避免感染	無類似健保給付品項	34500	TSZ022408001	遵醫囑使用
1018	焦點腹腔鏡經肛門通路裝置 GELPOINT PATH TRANSANAL ACCESS PLATFORM 4X4.5CM AS:APPLIED CNO11	GELPOINT PATH TRANSANAL ACCESS PLATFORM 4X4.5CM AS:APPLIED CNO11	此裝置切除直腸腫瘤較容易執行，減少手術併發症之發生。	使用時可能有出血、創傷或感染等風險。	可協助醫師經肛門在腹腔鏡的狀況下執行直腸腫瘤切除/讓執行直腸腫瘤切除進行的更為安全與快速。	無類似健保給付品項	45000	TSZ024762001	無
1019	ENDOSCOPIC GRASP AS:COVIDIEN 173030	ENDOSCOPIC GRASP AS:COVIDIEN 173030	健保署拒絕給付。	無	"1.可穿過5mm的穿刺器,進行組織夾持。.2.器械上有一棘輪機構,可根據用戶的選擇進行切換。可用於固定鉗嘴閉合。"	無對應健保品	2900	TKY012497002	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1020	淚囊栓 PUNCTAL PLUGS 1.4MM漂 X 1.7MM寘 2PC/BX	PUNCTAL PLUGS 1.4MM漂 X 1.7MM寘 2PC/BX	乾眼症阻塞淚點	流淚、慢性發炎、栓子脫出、栓子遺失後淚管阻塞、化膿性肉芽腫等	為一小型矽質淚囊栓，包含：1.領圈 2.圓筒主幹 3.圓狀體。	無	2710	TBZ010732001	無
1021	長股骨髓內釘系統 PNFA II BLADE LENGTH 80MM AS:SYNTHES 04.027.051S	PNFA II BLADE LENGTH 80MM AS:SYNTHES 04.027.051S	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	可以單一植入物處理轉子間骨折及股骨幹骨折，Blade Device的設計能提供抗滑退跟抗旋轉的功能，對疏鬆骨的錨定能力佳。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ018785001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
1022	長股骨髓內釘系統 PNFA II BLADE LENGTH 75MM AS:SYNTHES 04.027.050S	PNFA II BLADE LENGTH 75MM AS:SYNTHES 04.027.050S	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	可以單一植入物處理轉子間骨折及股骨幹骨折，Blade Device的設計能提供抗滑退跟抗旋轉的功能，對疏鬆骨的錨定能力佳。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ018785001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
1023	長股骨髓內釘系統 PNFA II BLADE LENGTH 95MM AS:SYNTHES 04.027.054S	PNFA II BLADE LENGTH 95MM AS:SYNTHES 04.027.054S	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	可以單一植入物處理轉子間骨折及股骨幹骨折，Blade Device的設計能提供抗滑退跟抗旋轉的功能，對疏鬆骨的錨定能力佳。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ018785001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
1024	長股骨髓內釘系統 PNFA II BLADE LENGTH 100MM AS:SYNTHES 04.027.055S	PNFA II BLADE LENGTH 100MM AS:SYNTHES 04.027.055S	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	可以單一植入物處理轉子間骨折及股骨幹骨折，Blade Device的設計能提供抗滑退跟抗旋轉的功能，對疏鬆骨的錨定能力佳。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ018785001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
1025	長股骨髓內釘系統 PNFA II BLADE LENGTH 85MM AS:SYNTHES 04.027.052S	PNFA II BLADE LENGTH 85MM AS:SYNTHES 04.027.052S	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	可以單一植入物處理轉子間骨折及股骨幹骨折，Blade Device的設計能提供抗滑退跟抗旋轉的功能，對疏鬆骨的錨定能力佳。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ018785001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
1026	長股骨髓內釘系統 PNFA II BLADE LENGTH 105MM AS:SYNTHES 04.027.056S	PNFA II BLADE LENGTH 105MM AS:SYNTHES 04.027.056S	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	可以單一植入物處理轉子間骨折及股骨幹骨折，Blade Device的設計能提供抗滑退跟抗旋轉的功能，對疏鬆骨的錨定能力佳。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ018785001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
1027	長股骨髓內釘系統 PNFA II BLADE LENGTH 110MM AS:SYNTHES 04.027.057S	PNFA II BLADE LENGTH 110MM AS:SYNTHES 04.027.057S	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	可以單一植入物處理轉子間骨折及股骨幹骨折，Blade Device的設計能提供抗滑退跟抗旋轉的功能，對疏鬆骨的錨定能力佳。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ018785001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。

1028	3.5MM自攻牙鎖定骨螺釘 3.5MM LOCKING SCREW STARDRIVE SELF-TAPPING 14MM AS:SYNTHES 212.103	3.5MM LOCKING SCREW STARDRIVE SELF-TAPPING 14MM AS:SYNTHES 212.103	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果・鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804005	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1029	3.5MM自攻牙鎖定骨螺釘 3.5MM LOCKING SCREW STARDRIVE SELF-TAPPING 16MM AS:SYNTHES 212.104	3.5MM LOCKING SCREW STARDRIVE SELF-TAPPING 16MM AS:SYNTHES 212.104	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果・鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804005	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1030	長股骨髓內釘系統 PNFA II BLADE LENGTH 115MM AS:SYNTHES 04.027.058S	PNFA II BLADE LENGTH 115MM AS:SYNTHES 04.027.058S	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	可以單一植入物處理轉子間骨折及股骨幹骨折・Blade Device的設計能提供抗滑退跟抗旋轉的功能，對疏鬆骨的錨定能力佳・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果・鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ018785001	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1031	長股骨髓內釘系統 PNFA II BLADE LENGTH 120MM AS:SYNTHES 04.027.059S	PNFA II BLADE LENGTH 120MM AS:SYNTHES 04.027.059S	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	可以單一植入物處理轉子間骨折及股骨幹骨折・Blade Device的設計能提供抗滑退跟抗旋轉的功能，對疏鬆骨的錨定能力佳・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果・鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ018785001	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1032	3.5MM自攻牙鎖定骨螺釘 3.5MM LOCKING SCREW STARDRIVE SELF-TAPPING 18MM AS:SYNTHES 212.105	3.5MM LOCKING SCREW STARDRIVE SELF- TAPPING 18MM AS:SYNTHES 212.105	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果・鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804005	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1033	骨板植入物 DHS TROCHANTER STABILIZE PLATE 138MM AS:SYNTHES 281.869	DHS TROCHANTER STABILIZE PLATE 138MM AS:SYNTHES 281.869	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之癒合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果	18000	FBZ007815002	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1034	骨板植入物 DHS TROCHANTER STABILIZE PLATE 147MM AS:SYNTHES 281.870	DHS TROCHANTER STABILIZE PLATE 147MM AS:SYNTHES 281.870	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之癒合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果	18000	FBZ007815002	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1035	5MM自攻牙鎖定骨釘 LOCKING SCREW STARDRIVE SELF-TAPPING Ψ5.0MM 85MM AS:SYNTHES 412.226	LOCKING SCREW STARDRIVE SELF-TAPPING Ψ5.0MM 85MM AS:SYNTHES 412.226	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果・鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804008	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1036	5MM自攻牙鎖定骨釘 LOCKING SCREW STARDRIVE SELF-TAPPING Ψ5.0MM 75MM AS:SYNTHES 412.224	LOCKING SCREW STARDRIVE SELF-TAPPING Ψ5.0MM 75MM AS:SYNTHES 412.224	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果・鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804008	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1037	5MM自攻牙鎖定骨釘 LOCKING SCREW STARDRIVE SELF-TAPPING Ψ5.0MM 80MM AS:SYNTHES 412.225	LOCKING SCREW STARDRIVE SELF-TAPPING Ψ5.0MM 80MM AS:SYNTHES 412.225	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果・鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804008	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1038	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN LEFT 7H AS:SYNTHES 422.223	MATHYS LCP-PLT TAN LEFT 7H AS:SYNTHES 422.223	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之癒合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果・鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	89000	FBZ007815001	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1039	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN RIGHT 5H AS:SYNTHES 422.220	MATHYS LCP-PLT TAN RIGHT 5H AS:SYNTHES 422.220	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之癒合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果・鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	89000	FBZ007815001	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1040	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN LEFT 5H AS:SYNTHES 422.221	MATHYS LCP-PLT TAN LEFT 5H AS:SYNTHES 422.221	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之癒合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果・鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	89000	FBZ007815001	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1041	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN RIGHT 7H AS:SYNTHES 422.222	MATHYS LCP-PLT TAN RIGHT 7H AS:SYNTHES 422.222	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之癒合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果・鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	89000	FBZ007815001	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1042	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN RIGHT 13H AS:SYNTHES 422.228	MATHYS LCP-PLT TAN RIGHT 13H AS:SYNTHES 422.228	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之癒合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果・鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	89000	FBZ007815001	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1043	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN LEFT 9H AS:SYNTHES 422.225	MATHYS LCP-PLT TAN LEFT 9H AS:SYNTHES 422.225	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之癒合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果・鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	89000	FBZ007815001	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1044	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN RIGHT 11H AS:SYNTHES 422.226	MATHYS LCP-PLT TAN RIGHT 11H AS:SYNTHES 422.226	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之癒合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果・鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	89000	FBZ007815001	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1045	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN LEFT 11H AS:SYNTHES 422.227	MATHYS LCP-PLT TAN LEFT 11H AS:SYNTHES 422.227	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之癒合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果・鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	89000	FBZ007815001	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏

1046	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN RIGHT 9H AS:SYNTHES 422.224	MATHYS LCP-PLT TAN RIGHT 9H AS:SYNTHES 422.224	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之產合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	89000	FBZ007815001	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1047	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-DF TAN LEFT 7H AS:SYNTHES 422.253	MATHYS LCP-DF TAN LEFT 7H AS:SYNTHES 422.253	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之產合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	89000	FBZ007815001	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1048	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-DF TAN RIGHT 5H AS:SYNTHES 422.250	MATHYS LCP-DF TAN RIGHT 5H AS:SYNTHES 422.250	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之產合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	89000	FBZ007815001	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1049	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-DF TAN LEFT 5H AS:SYNTHES 422.251	MATHYS LCP-DF TAN LEFT 5H AS:SYNTHES 422.251	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之產合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	89000	FBZ007815001	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1050	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-DF TAN RIGHT 7H AS:SYNTHES 422.252	MATHYS LCP-DF TAN RIGHT 7H AS:SYNTHES 422.252	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之產合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	89000	FBZ007815001	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1051	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-PLT TAN LEFT 13H AS:SYNTHES 422.229	MATHYS LCP-PLT TAN LEFT 13H AS:SYNTHES 422.229	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之產合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	89000	FBZ007815001	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1052	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-DF TAN RIGHT 13H AS:SYNTHES 422.258	MATHYS LCP-DF TAN RIGHT 13H AS:SYNTHES 422.258	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之產合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	89000	FBZ007815001	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1053	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-DF TAN LEFT 9H AS:SYNTHES 422.255	MATHYS LCP-DF TAN LEFT 9H AS:SYNTHES 422.255	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之產合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	89000	FBZ007815001	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1054	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-DF TAN RIGHT 11H AS:SYNTHES 422.256	MATHYS LCP-DF TAN RIGHT 11H AS:SYNTHES 422.256	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之產合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	89000	FBZ007815001	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1055	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-DF TAN LEFT 11H AS:SYNTHES 422.257	MATHYS LCP-DF TAN LEFT 11H AS:SYNTHES 422.257	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之產合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	89000	FBZ007815001	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1056	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-DF TAN RIGHT 9H AS:SYNTHES 422.254	MATHYS LCP-DF TAN RIGHT 9H AS:SYNTHES 422.254	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之產合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	89000	FBZ007815001	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1057	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP-DF TAN LEFT 13H AS:SYNTHES 422.259	MATHYS LCP-DF TAN LEFT 13H AS:SYNTHES 422.259	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之產合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	89000	FBZ007815001	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1058	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-LCP PLATE 3.5MM 6H AS:SYNTHES 423.561	MATHYS LC-LCP PLATE 3.5MM 6H AS:SYNTHES 423.561	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之產合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	34000	FBZ007815004	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1059	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-LCP PLATE 3.5MM 7H AS:SYNTHES 423.571	MATHYS LC-LCP PLATE 3.5MM 7H AS:SYNTHES 423.571	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之產合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	34000	FBZ007815004	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1060	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-LCP PLATE 3.5MM 8H AS:SYNTHES 423.581	MATHYS LC-LCP PLATE 3.5MM 8H AS:SYNTHES 423.581	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之產合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	34000	FBZ007815004	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1061	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-LCP PLATE 3.5MM 9H AS:SYNTHES 423.591	MATHYS LC-LCP PLATE 3.5MM 9H AS:SYNTHES 423.591	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之產合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	34000	FBZ007815004	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1062	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-LCP PLATE 3.5MM 10H AS:SYNTHES 423.601	MATHYS LC-LCP PLATE 3.5MM 10H AS:SYNTHES 423.601	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之產合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	34000	FBZ007815004	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1063	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 7H AS:SYNTHES 424.571	MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 7H AS:SYNTHES 424.571	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之產合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	41000	FBZ007815005	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1064	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 8H AS:SYNTHES 424.581	MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 8H AS:SYNTHES 424.581	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之產合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	41000	FBZ007815005	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏

1065	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 9H AS:SYNTHES 424.591	MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 9H AS:SYNTHES 424.591	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之產合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	41000	FBZ007815005	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1066	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 6H AS:SYNTHES 424.561	MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 6H AS:SYNTHES 424.561	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	強度為健保316L鋼材3倍，為同產品鈦合金強度1.5-2倍，同時此鋼材不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之臨床問題。互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	41000	FBZ007815005	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1067	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0RIGHT 4/4 AS:SYNTHES 424.768	MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0RIGHT 4/4 AS:SYNTHES 424.768	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之產合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	66000	FBZ007815011	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1068	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0RIGHT 4/6 AS:SYNTHES 424.770	MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0RIGHT 4/6 AS:SYNTHES 424.770	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之產合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	66000	FBZ007815011	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1069	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 10H AS:SYNTHES 424.601	MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 10H AS:SYNTHES 424.601	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之產合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	41000	FBZ007815005	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1070	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 12H AS:SYNTHES 424.621	MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 12H AS:SYNTHES 424.621	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之產合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	41000	FBZ007815005	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1071	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0LEFT 4/6 AS:SYNTHES 424.810	MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0LEFT 4/6 AS:SYNTHES 424.810	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之產合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	66000	FBZ007815011	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1072	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0RIGHT 4/8 AS:SYNTHES 424.772	MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0RIGHT 4/8 AS:SYNTHES 424.772	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之產合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	66000	FBZ007815011	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1073	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 11H AS:SYNTHES 424.611	MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 NARROW 11H AS:SYNTHES 424.611	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之產合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	41000	FBZ007815005	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1074	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0LEFT 4/4 AS:SYNTHES 424.808	MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0LEFT 4/4 AS:SYNTHES 424.808	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之產合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	66000	FBZ007815011	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1075	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 8H RIGHT AS:SYNTHES 440.040	LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 8H RIGHT AS:SYNTHES 440.040	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.細短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ019793003	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
1076	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0RIGHT 4/10 AS:SYNTHES 424.774	MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0RIGHT 4/10 AS:SYNTHES 424.774	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之產合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	66000	FBZ007815011	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1077	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0RIGHT 4/12 AS:SYNTHES 424.776	MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0RIGHT 4/12 AS:SYNTHES 424.776	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之產合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	66000	FBZ007815011	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
1078	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 6H LEFT AS:SYNTHES 440.039	LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 6H LEFT AS:SYNTHES 440.039	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.細短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ019793003	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
1079	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 12H LEFT AS:SYNTHES 440.045	LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 12H LEFT AS:SYNTHES 440.045	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.細短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ019793003	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
1080	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 4H LEFT AS:SYNTHES 440.037	LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 4H LEFT AS:SYNTHES 440.037	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.細短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ019793003	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
1081	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 6H RIGHT AS:SYNTHES 440.038	LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 6H RIGHT AS:SYNTHES 440.038	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.細短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ019793003	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
1082	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 4H RIGHT AS:SYNTHES 440.036	LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 4H RIGHT AS:SYNTHES 440.036	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.細短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ019793003	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。

1083	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 12H RIGHT AS:SYNTHES 440.044	LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 12H RIGHT AS:SYNTHES 440.044	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性．對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度．病患可提早活動．避免併發症・支持微創術式．降低感染率、出血量．加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果．鈦合金更符合人體適應性．癒合後可選擇不移除	72000	FBZ019793003	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1084	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP T-PLATE 4.5/5.0 8H AS:SYNTHES 440.181	MATHYS LCP T-PLATE 4.5/5.0 8H AS:SYNTHES 440.181	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性．對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度．病患可提早活動．避免併發症・支持微創術式．降低感染率、出血量．加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果．鈦合金更符合人體適應性．癒合後可選擇不移除	41000	FBZ007815005	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1085	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 10H RIGHT AS:SYNTHES 440.042	LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 10H RIGHT AS:SYNTHES 440.042	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性．對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度．病患可提早活動．避免併發症・支持微創術式．降低感染率、出血量．加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果．鈦合金更符合人體適應性．癒合後可選擇不移除	72000	FBZ019793003	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1086	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 10H LEFT AS:SYNTHES 440.043	LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 10H LEFT AS:SYNTHES 440.043	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性．對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度．病患可提早活動．避免併發症・支持微創術式．降低感染率、出血量．加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果．鈦合金更符合人體適應性．癒合後可選擇不移除	72000	FBZ019793003	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1087	脛骨鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 8H LEFT AS:SYNTHES 440.041	LCP PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 8H LEFT AS:SYNTHES 440.041	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性．對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度．病患可提早活動．避免併發症・支持微創術式．降低感染率、出血量．加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果．鈦合金更符合人體適應性．癒合後可選擇不移除	72000	FBZ019793003	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1088	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP T-PLATE 4.5/5.0 7H AS:SYNTHES 440.171	MATHYS LCP T-PLATE 4.5/5.0 7H AS:SYNTHES 440.171	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性．對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度．病患可提早活動．避免併發症・支持微創術式．降低感染率、出血量．加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果．鈦合金更符合人體適應性．癒合後可選擇不移除	41000	FBZ007815005	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1089	馬特仕骨板植入物 MATHYS T-BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 5H AS:SYNTHES 440.351	MATHYS L-BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 5H AS:SYNTHES 440.351	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性．對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度．病患可提早活動．避免併發症・支持微創術式．降低感染率、出血量．加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果．鈦合金更符合人體適應性．癒合後可選擇不移除	41000	FBZ007815005	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1090	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP T-PLATE 4.5/5.0 5H AS:SYNTHES 440.151	MATHYS LCP T-PLATE 4.5/5.0 5H AS:SYNTHES 440.151	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性．對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度．病患可提早活動．避免併發症・支持微創術式．降低感染率、出血量．加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果．鈦合金更符合人體適應性．癒合後可選擇不移除	41000	FBZ007815005	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1091	馬特仕骨板植入物 MATHYS T-BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 4H AS:SYNTHES 440.341	MATHYS L-BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 4H AS:SYNTHES 440.341	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性．對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度．病患可提早活動．避免併發症・支持微創術式．降低感染率、出血量．加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果．鈦合金更符合人體適應性．癒合後可選擇不移除	41000	FBZ007815005	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1092	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP T-PLATE 4.5/5.0 6H AS:SYNTHES 440.161	MATHYS LCP T-PLATE 4.5/5.0 6H AS:SYNTHES 440.161	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性．對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度．病患可提早活動．避免併發症・支持微創術式．降低感染率、出血量．加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果．鈦合金更符合人體適應性．癒合後可選擇不移除	41000	FBZ007815005	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1093	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP T-PLATE 4.5/5.0 4H AS:SYNTHES 440.141	MATHYS LCP T-PLATE 4.5/5.0 4H AS:SYNTHES 440.141	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性．對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度．病患可提早活動．避免併發症・支持微創術式．降低感染率、出血量．加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果．鈦合金更符合人體適應性．癒合後可選擇不移除	41000	FBZ007815005	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1094	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP T-PLATE 3.5 OBLIQUE ANGLED RIGHT 3H AS:SYNTHES 441.031	MATHYS LCP T-PLATE 3.5 OBLIQUE ANGLED RIGHT 3H AS:SYNTHES 441.031	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性．對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度．病患可提早活動．避免併發症・支持微創術式．降低感染率、出血量．加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果．鈦合金更符合人體適應性．癒合後可選擇不移除	34000	FBZ007815004	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1095	馬特仕骨板植入物 MATHYS L-BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 RIGHT LEG 5H AS:SYNTHES 440.251	MATHYS L-BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 RIGHT LEG54H AS:SYNTHES 440.251	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性．對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度．病患可提早活動．避免併發症・支持微創術式．降低感染率、出血量．加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果．鈦合金更符合人體適應性．癒合後可選擇不移除	41000	FBZ007815005	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1096	馬特仕骨板植入物 MATHYS L-BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 LEFT LEG 6H AS:SYNTHES 440.461	MATHYS L-BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 LEFT LEG 6H AS:SYNTHES 440.461	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性．對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度．病患可提早活動．避免併發症・支持微創術式．降低感染率、出血量．加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果．鈦合金更符合人體適應性．癒合後可選擇不移除	41000	FBZ007815005	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1097	馬特仕骨板植入物 MATHYS L-BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 RIGHT LEG 6H AS:SYNTHES 440.261	MATHYS L-BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 RIGHT LEG 6H AS:SYNTHES 440.261	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性．對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度．病患可提早活動．避免併發症・支持微創術式．降低感染率、出血量．加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果．鈦合金更符合人體適應性．癒合後可選擇不移除	41000	FBZ007815005	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1098	馬特仕骨板植入物 MATHYS L-BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 RIGHT LEG 4H AS:SYNTHES 440.241	MATHYS L-BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 RIGHT LEG 4H AS:SYNTHES 440.241	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性．對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度．病患可提早活動．避免併發症・支持微創術式．降低感染率、出血量．加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果．鈦合金更符合人體適應性．癒合後可選擇不移除	41000	FBZ007815005	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・

1099	鎖定加壓骨板植入物 LCP DISTAL RADIUS PLATES 2.4MM EXTRA-LONG 4/10H AS:SYNTHES 441.146	LCP DISTAL RADIUS PLATES 2.4MM EXTRA-LONG 4/10H AS:SYNTHES 441.146	1.骨質疏鬆・.2.複雜性骨折・.3.縮短手術時間・.4.材質較好・	1.異物感・.2.術後癒合前疼痛感・	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症，手術後立即恢復肩關節活動能力・鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	45500	FBZ019220003	遵照醫師衛教規定
1100	馬特仕骨板植入物 MATHYS L-BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 LEFT LEG 4H AS:SYNTHES 440.441	MATHYS L-BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 LEFT LEG 4H AS:SYNTHES 440.441	1.骨質疏鬆・.2.複雜性骨折・.3.縮短手術時間・.4.材質較好・	1.異物感・.2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	41000	FBZ007815005	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1101	鎖定加壓骨板植入物 LCP DISTAL RADIUS PLATES 2.4MM EXTRA-LONG 4/8H AS:SYNTHES 441.145	LCP DISTAL RADIUS PLATES 2.4MM EXTRA-LONG 4/8H AS:SYNTHES 441.145	1.骨質疏鬆・.2.複雜性骨折・.3.縮短手術時間・.4.材質較好・	1.異物感・.2.術後癒合前疼痛感・	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症，手術後立即恢復肩關節活動能力・鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	45500	FBZ019220003	遵照醫師衛教規定
1102	馬特仕骨板植入物 MATHYS L-BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 LEFT LEG 5H AS:SYNTHES 440.451	MATHYS L-BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 LEFT LEG 5H AS:SYNTHES 440.451	1.骨質疏鬆・.2.複雜性骨折・.3.縮短手術時間・.4.材質較好・	1.異物感・.2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	41000	FBZ007815005	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1103	馬特仕骨板植入物 MATHYS T-BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 6H AS:SYNTHES 440.361	MATHYS L-BUTTRESS PLATE 4.5/5.0 6H AS:SYNTHES 440.361	1.骨質疏鬆・.2.複雜性骨折・.3.縮短手術時間・.4.材質較好・	1.異物感・.2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	41000	FBZ007815005	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1104	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP T-PLATE 3.5 ANGLED RIGHT 3H AS:SYNTHES 441.131	MATHYS LCP T-PLATE 3.5 ANGLED RIGHT 3H AS:SYNTHES 441.131	1.骨質疏鬆・.2.複雜性骨折・.3.縮短手術時間・.4.材質較好・	1.異物感・.2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	34000	FBZ007815004	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1105	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP T-PLATE 3.5 ANGLED RIGHT 4H AS:SYNTHES 441.141	MATHYS LCP T-PLATE 3.5 ANGLED RIGHT 4H AS:SYNTHES 441.141	1.骨質疏鬆・.2.複雜性骨折・.3.縮短手術時間・.4.材質較好・	1.異物感・.2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	34000	FBZ007815004	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1106	馬特仕骨板植入物 MATHYS LOCKING PROXIMAL HUMERUS PLATE 8HAS:SYNTHES 441.188	MATHYS LOCKING PROXIMAL HUMERUS PLATE 8HAS:SYNTHES 441.188	互鎖式鋼板使用員螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力・?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效・	如發生感染可能導致治療失敗	強度為健保316L鋼材3倍，為同產品鈦合金強度1.5-2倍，同時此鋼材不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之臨床問題・互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能・	互鎖式鋼板使用員螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力・針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	60000	FBZ007815009	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1107	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP T-PLATE 3.5 OBLIQUE ANGLED RIGHT 4H AS:SYNTHES 441.041	MATHYS LCP T-PLATE 3.5 OBLIQUE ANGLED RIGHT 4H AS:SYNTHES 441.041	1.骨質疏鬆・.2.複雜性骨折・.3.縮短手術時間・.4.材質較好・	1.異物感・.2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	34000	FBZ007815004	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1108	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP T-PLATE 3.5 ANGLED RIGHT 5H AS:SYNTHES 441.151	MATHYS LCP T-PLATE 3.5 ANGLED RIGHT 5H AS:SYNTHES 441.151	1.骨質疏鬆・.2.複雜性骨折・.3.縮短手術時間・.4.材質較好・	1.異物感・.2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	34000	FBZ007815004	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1109	馬特仕骨板植入物 MATHYS LOCKING PROXIMAL HUMERUS PLATE 5HAS:SYNTHES 441.185	MATHYS LOCKING PROXIMAL HUMERUS PLATE 5HAS:SYNTHES 441.185	互鎖式鋼板使用員螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力・?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效・	如發生感染可能導致治療失敗	強度為健保316L鋼材3倍，為同產品鈦合金強度1.5-2倍，同時此鋼材不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之臨床問題・互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能・	互鎖式鋼板使用員螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力・針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	60000	FBZ007815009	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1110	肱骨遠端鎖定加壓骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM RIGHT 9H AS:SYNTHES 441.278	DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM RIGHT 9H AS:SYNTHES 441.278	1.骨質疏鬆・.2.複雜性骨折・.3.縮短手術時間・.4.材質較好・	1.異物感・.2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	57000	FBZ019220004	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1111	鎖定加壓骨板植入物 LCP DISTAL RADIUS PLATES 2.4MM EXTRA-LONG 4/12H AS:SYNTHES 441.147	LCP DISTAL RADIUS PLATES 2.4MM EXTRA-LONG 4/12H AS:SYNTHES 441.147	1.骨質疏鬆・.2.複雜性骨折・.3.縮短手術時間・.4.材質較好・	1.異物感・.2.術後癒合前疼痛感・	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症，手術後立即恢復肩關節活動能力・鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	45500	FBZ019220003	遵照醫師衛教規定
1112	肱骨遠端鎖定加壓骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM LEFT 5H AS:SYNTHES 441.275	DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM LEFT 5H AS:SYNTHES 441.275	1.骨質疏鬆・.2.複雜性骨折・.3.縮短手術時間・.4.材質較好・	1.異物感・.2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	57000	FBZ019220004	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1113	肱骨遠端鎖定加壓骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM RIGHT 7H AS:SYNTHES 441.276	DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM RIGHT 7H AS:SYNTHES 441.276	1.骨質疏鬆・.2.複雜性骨折・.3.縮短手術時間・.4.材質較好・	1.異物感・.2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	57000	FBZ019220004	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1114	肱骨遠端鎖定加壓骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM RIGHT 5H AS:SYNTHES 441.274	DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM RIGHT 5H AS:SYNTHES 441.274	1.骨質疏鬆・.2.複雜性骨折・.3.縮短手術時間・.4.材質較好・	1.異物感・.2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	57000	FBZ019220004	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・

1115	肱骨遠端鎖定加壓骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM LEFT 7H AS:SYNTHES 441.277	DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM LEFT 7H AS:SYNTHES 441.277	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	57000	FBZ019220004	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不同與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1116	肱骨遠端內側鎖定加壓骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM MEDIAL RIGHT 5H AS:SYNTHES 441.284	DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM MEDIAL RIGHT 5H AS:SYNTHES 441.284	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	34000	FBZ019220004	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不同與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1117	肱骨遠端內側鎖定加壓骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM MEDIAL LEFT 5H AS:SYNTHES 441.285	DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM MEDIAL LEFT 5H AS:SYNTHES 441.285	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	34000	FBZ019220004	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不同與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1118	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP CLOVERLEAF PLATE 3H AS:SYNTHES 441.831	MATHYS LCP CLOVERLEAF PLATE 3H AS:SYNTHES 441.831	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	34000	FBZ007815009	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不同與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1119	肱骨遠端鎖定加壓骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM LEFT 9H AS:SYNTHES 441.279	DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM LEFT 9H AS:SYNTHES 441.279	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	57000	FBZ019220004	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不同與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1120	馬特仕骨板植入物 MATHYS CALCANEAL LOCKING PLATE 3.5MM LEFT 69MM AS:SYNTHES 441.623	MATHYS CALCANEAL LOCKING PLATE 3.5MM LEFT 69MM AS:SYNTHES 441.623	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	66000	FBZ007815016	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不同與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1121	馬特仕骨板植入物 MATHYS CALCANEAL LOCKING PLATE 3.5MM RIGHT 76MM AS:SYNTHES 441.624	MATHYS CALCANEAL LOCKING PLATE 3.5MM RIGHT 76MM AS:SYNTHES 441.624	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	61500	FBZ007815016	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不同與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1122	馬特仕骨板植入物 MATHYS LOCKING PHILOS PROXIMAL HUMERUS 3.5, PLATE 6H AS:SYNTHES 441.919	MATHYS LOCKING PHILOS PROXIMAL HUMERUS 3.5, PLATE 6H AS:SYNTHES 441.919	1.骨質疏鬆・.2.複雜性骨折・.3.縮短手術時間・.4.材質較好・	1.異物感・.2.術後癒合前疼痛感・	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症・手術後立即恢復肩關節活動能力・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	66000	FBZ019220005	遵照醫師衛教規定
1123	馬特仕骨板植入物 MATHYS CALCANEAL LOCKING PLATE 3.5MM RIGHT 69MM AS:SYNTHES 441.622	MATHYS CALCANEAL LOCKING PLATE 3.5MM RIGHT 69MM AS:SYNTHES 441.622	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	66000	FBZ007815016	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不同與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1124	馬特仕骨板植入物 MATHYS CALCANEAL LOCKING PLATE 3.5MM LEFT 76MM AS:SYNTHES 441.625	MATHYS CALCANEAL LOCKING PLATE 3.5MM LEFT 76MM AS:SYNTHES 441.625	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	66000	FBZ007815016	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不同與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1125	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP CLOVERLEAF PLATE 5H AS:SYNTHES 441.851	MATHYS LCP CLOVERLEAF PLATE 5H AS:SYNTHES 441.851	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	34000	FBZ007815009	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不同與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1126	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP CLOVERLEAF PLATE 4H AS:SYNTHES 441.841	MATHYS LCP CLOVERLEAF PLATE 4H AS:SYNTHES 441.841	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	34000	FBZ007815009	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不同與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1127	馬特仕骨板植入物 MATHYS LOCKING PHILOS PROXIMAL HUMERUS 3.5, PLATE 3H AS:SYNTHES 441.901	MATHYS LOCKING PHILOS PROXIMAL HUMERUS 3.5, PLATE 3H AS:SYNTHES 441.901	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	66000	FBZ007815013	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不同與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1128	馬特仕骨板植入物 MATHYS LOCKING PHILOS PROXIMAL HUMERUS 3.5, PLATE 5H AS:SYNTHES 441.903	MATHYS LOCKING PHILOS PROXIMAL HUMERUS 3.5, PLATE 5H AS:SYNTHES 441.903	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・.3.縮短手術時間・.4.材質較好・	1.異物感・.2.術後癒合前疼痛感・	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症・手術後立即恢復肩關節活動能力・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	66000	FBZ007815013	遵照醫師衛教規定
1129	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP T-PLATE 3.5 OBLIQUE ANGLED LEFT 4H AS:SYNTHES 441.941	MATHYS LCP T-PLATE 3.5 OBLIQUE ANGLED LEFT 4H AS:SYNTHES 441.941	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	34000	FBZ007815004	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不同與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
1130	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP T-PLATE 3.5 OBLIQUE ANGLED LEFT 3H AS:SYNTHES 441.931	MATHYS LCP T-PLATE 3.5 OBLIQUE ANGLED LEFT 3H AS:SYNTHES 441.931	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	34000	FBZ007815004	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不同與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・

1131	馬特仕骨板植入物 LCP DISTAL RADIUS PLATE 2.4 5/5 (RIGHT) AS:SYNTHES 442.494	LCP DISTAL RADIUS PLATE 2.4 5/5 (RIGHT) AS:SYNTHES 442.494	1.骨質疏鬆。.2.複雜性骨折。.3.縮短手術時間。.4.材質較好。	1.異物感。.2.術後癒合前疼痛感。	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症，手術後立即恢復肩關節活動能力。鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	46000	FBZ007815018	請遵照醫師衛教規定。
1132	馬特仕骨板植入物 LCP-T DISTAL RADIUS PLATE 2.4 3/3 AS:SYNTHES 442.477	LCP-T DISTAL RADIUS PLATE 2.4 3/3 AS:SYNTHES 442.477	本品為2.4mm鎖定加壓遠端橈骨骨板系統的一部分。主要用於固定遠端橈骨關節內和關節外之骨折和切開術。骨板可選擇多種鎖定骨板於背側橈骨進行復位固定。	植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷，過敏反應肇因於無法適應植入物材質，癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙，植入物而引起的疼痛。	1.多種遠端鎖定骨釘可供選擇提供一個固定角度並足以支撐關節表面，減少骨移植及固定切開的骨頭支撐力。2.拋光表面和圓形邊緣減少潛力肌腱粘連及軟組織發炎的可能。	良好的骨板解剖塑型及交鎖固定系統和多形狀的骨板選擇，使病人可以即早的進行活動，並提供良好的支撐穩定效果。	45000	FBZ007815017	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
1133	馬特仕骨板植入物 LCP DISTAL RADIUS PLATE 2.4 5/3 (LEFT) AS:SYNTHES 442.491	LCP DISTAL RADIUS PLATE 2.4 5/3 (LEFT) AS:SYNTHES 442.491	1.骨質疏鬆。.2.複雜性骨折。.3.縮短手術時間。.4.材質較好。	1.異物感。.2.術後癒合前疼痛感。	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症，手術後立即恢復肩關節活動能力。鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	46000	FBZ007815018	請遵照醫師衛教規定。
1134	馬特仕骨板植入物 LCP DISTAL RADIUS PLATE 2.4 5/5 (LEFT) AS:SYNTHES 442.492	LCP DISTAL RADIUS PLATE 2.4 5/5 (LEFT) AS:SYNTHES 442.492	1.骨質疏鬆。.2.複雜性骨折。.3.縮短手術時間。.4.材質較好。	1.異物感。.2.術後癒合前疼痛感。	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症，手術後立即恢復肩關節活動能力。鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	46000	FBZ007815018	請遵照醫師衛教規定。
1135	馬特仕骨板植入物 LCP-L DISTAL RADIUS PLATE 2.4 2/3 (R/ANGLED) AS:SYNTHES 442.502	LCP-L DISTAL RADIUS PLATE 2.4 2/3 (R/ANGLED) AS:SYNTHES 442.502	1.骨質疏鬆。.2.複雜性骨折。.3.縮短手術時間。.4.材質較好。	1.異物感。.2.術後癒合前疼痛感。	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症，手術後立即恢復肩關節活動能力。鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	45000	FBZ007815017	請遵照醫師衛教規定。
1136	馬特仕骨板植入物 LCP DISTAL RADIUS PLATE (STRAIGHT) 2.4/6H AS:SYNTHES 442.490	LCP DISTAL RADIUS PLATE (STRAIGHT) 2.4/6H AS:SYNTHES 442.490	本品為2.4mm鎖定加壓遠端橈骨骨板系統的一部分。主要用於固定遠端橈骨關節內和關節外之骨折和切開術。骨板可選擇多種鎖定骨板於背側橈骨進行復位固定。	植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷，過敏反應肇因於無法適應植入物材質，癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙，植入物而引起的疼痛。	1.多種遠端鎖定骨釘可供選擇提供一個固定角度並足以支撐關節表面，減少骨移植及固定切開的骨頭支撐力。2.拋光表面和圓形邊緣減少潛力肌腱粘連及軟組織發炎的可能。	良好的骨板解剖塑型及交鎖固定系統和多形狀的骨板選擇，使病人可以即早的進行活動，並提供良好的支撐穩定效果。	45000	FBZ007815017	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
1137	馬特仕骨板植入物 LCP DISTAL RADIUS PLATE 2.4 5/3 (RIGHT) AS:SYNTHES 442.493	LCP DISTAL RADIUS PLATE 2.4 5/3 (RIGHT) AS:SYNTHES 442.493	1.骨質疏鬆。.2.複雜性骨折。.3.縮短手術時間。.4.材質較好。	1.異物感。.2.術後癒合前疼痛感。	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症，手術後立即恢復肩關節活動能力。鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	46000	FBZ007815018	請遵照醫師衛教規定。
1138	馬特仕骨板植入物 LCP BUTTRESS PLATE 2.4 5/3 (LEFT) AS:SYNTHES 442.497	LCP BUTTRESS PLATE 2.4 5/3 (LEFT) AS:SYNTHES 442.497	1.骨質疏鬆。.2.複雜性骨折。.3.縮短手術時間。.4.材質較好。	1.異物感。.2.術後癒合前疼痛感。	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症，手術後立即恢復肩關節活動能力。鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	46000	FBZ007815018	請遵照醫師衛教規定。
1139	馬特仕骨板植入物 LCP-L DISTAL RADIUS PLATE 2.4 2/3 (L/ANGLED) AS:SYNTHES 442.500	LCP-L DISTAL RADIUS PLATE 2.4 2/3 (L/ANGLED) AS:SYNTHES 442.500	1.骨質疏鬆。.2.複雜性骨折。.3.縮短手術時間。.4.材質較好。	1.異物感。.2.術後癒合前疼痛感。	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症，手術後立即恢復肩關節活動能力。鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	45000	FBZ007815017	請遵照醫師衛教規定。
1140	馬特仕骨板植入物 LCP-L DISTAL RADIUS PLATE 2.4 3/4 (L/ANGLED) AS:SYNTHES 442.507	LCP-L DISTAL RADIUS PLATE 2.4 3/4 (L/ANGLED) AS:SYNTHES 442.507	1.骨質疏鬆。.2.複雜性骨折。.3.縮短手術時間。.4.材質較好。	1.異物感。.2.術後癒合前疼痛感。	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症，手術後立即恢復肩關節活動能力。鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	45000	FBZ007815017	請遵照醫師衛教規定。
1141	馬特仕骨板植入物 LCP BUTTRESS PLATE 2.4 5/3 (RIGHT) AS:SYNTHES 442.495	LCP BUTTRESS PLATE 2.4 5/3 (RIGHT) AS:SYNTHES 442.495	1.骨質疏鬆。.2.複雜性骨折。.3.縮短手術時間。.4.材質較好。	1.異物感。.2.術後癒合前疼痛感。	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症，手術後立即恢復肩關節活動能力。鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	46000	FBZ007815018	請遵照醫師衛教規定。
1142	馬特仕骨板植入物 LCP-L DISTAL RADIUS PLATE 2.4 2/4 (L/ANGLED) AS:SYNTHES 442.501	LCP-L DISTAL RADIUS PLATE 2.4 2/4 (L/ANGLED) AS:SYNTHES 442.501	1.骨質疏鬆。.2.複雜性骨折。.3.縮短手術時間。.4.材質較好。	1.異物感。.2.術後癒合前疼痛感。	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症，手術後立即恢復肩關節活動能力。鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	45000	FBZ007815017	請遵照醫師衛教規定。
1143	馬特仕骨板植入物 LCP-L DISTAL RADIUS PLATE 2.4 3/3 (R/ANGLED) AS:SYNTHES 442.504	LCP-L DISTAL RADIUS PLATE 2.4 3/3 (R/ANGLED) AS:SYNTHES 442.504	1.骨質疏鬆。.2.複雜性骨折。.3.縮短手術時間。.4.材質較好。	1.異物感。.2.術後癒合前疼痛感。	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症，手術後立即恢復肩關節活動能力。鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	45000	FBZ007815017	請遵照醫師衛教規定。
1144	馬特仕骨板植入物 LCP-L DISTAL RADIUS 2.4 (OBLIQUE) 3/4 (L/ANG) AS:SYNTHES 442.512	LCP-L DISTAL RADIUS 2.4 (OBLIQUE) 3/4 (L/ANG) AS:SYNTHES 442.512	1.骨質疏鬆。.2.複雜性骨折。.3.縮短手術時間。.4.材質較好。	1.異物感。.2.術後癒合前疼痛感。	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症，手術後立即恢復肩關節活動能力。鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	45000	FBZ007815017	請遵照醫師衛教規定。
1145	馬特仕骨板植入物 LCP-L DISTAL RADIUS PLATE 2.4 3/4 (R/ANGLED) AS:SYNTHES 442.505	LCP-L DISTAL RADIUS PLATE 2.4 3/4 (R/ANGLED) AS:SYNTHES 442.505	1.骨質疏鬆。.2.複雜性骨折。.3.縮短手術時間。.4.材質較好。	1.異物感。.2.術後癒合前疼痛感。	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症，手術後立即恢復肩關節活動能力。鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	45000	FBZ007815017	請遵照醫師衛教規定。
1146	馬特仕骨板植入物 LCP-L DISTAL RADIUS PLATE 2.4 3/3 (L/ANGLED) AS:SYNTHES 442.506	LCP-L DISTAL RADIUS PLATE 2.4 3/3 (L/ANGLED) AS:SYNTHES 442.506	1.骨質疏鬆。.2.複雜性骨折。.3.縮短手術時間。.4.材質較好。	1.異物感。.2.術後癒合前疼痛感。	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症，手術後立即恢復肩關節活動能力。鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	45000	FBZ007815017	請遵照醫師衛教規定。

1147	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 3.5MM 8HAS:SYNTHES 445.081	MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 3.5MM 8HAS:SYNTHES 445.081	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	34000	FBZ007815007	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
1148	馬特仕骨板植入物 LCP-L DISTAL RADIUS 2.4 (OBLIQUE) 3/4 (R/ANG) AS:SYNTHES 442.509	LCP-L DISTAL RADIUS 2.4 (OBLIQUE) 3/4 (R/ANG) AS:SYNTHES 442.509	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症。手術後立即恢復肩關節活動能力。鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	45000	FBZ007815017	請遵照醫師衛教規定。
1149	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 3.5MM 7HAS:SYNTHES 445.071	MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 3.5MM 7HAS:SYNTHES 445.071	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	34000	FBZ007815007	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
1150	馬特仕骨板植入物 LCP-L DISTAL RADIUS 2.4 (OBLIQUE) 3/3 (L/ANG) AS:SYNTHES 442.511	LCP-L DISTAL RADIUS 2.4 (OBLIQUE) 3/3 (L/ANG) AS:SYNTHES 442.511	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症。手術後立即恢復肩關節活動能力。鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	45000	FBZ007815017	請遵照醫師衛教規定。
1151	馬特仕骨板植入物 LCP-L DISTAL RADIUS 2.4 (OBLIQUE) 3/3 (R/ANG) AS:SYNTHES 442.508	LCP-L DISTAL RADIUS 2.4 (OBLIQUE) 3/3 (R/ANG) AS:SYNTHES 442.508	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症。手術後立即恢復肩關節活動能力。鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	45000	FBZ007815017	請遵照醫師衛教規定。
1152	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 3.5MM 5HAS:SYNTHES 445.051	MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 3.5MM 5HAS:SYNTHES 445.051	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	34000	FBZ007815007	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
1153	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 3.5MM 6HAS:SYNTHES 445.061	MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 3.5MM 6HAS:SYNTHES 445.061	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	34000	FBZ007815007	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
1154	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 3.5MM 9HAS:SYNTHES 445.091	MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 3.5MM 9HAS:SYNTHES 445.091	互鎖式鋼板使用員螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	強度為健保316L鋼材3倍，為同產品鈦合金強度1.5-2倍，同時此鋼材不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之臨床問題。互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。	互鎖式鋼板使用員螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	34000	FBZ007815007	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1155	上端脛骨截骨術鎖定骨板 TOMOFIX MEDIAL HIGHT TIBIA PLATE AS:SYNTHES 440.834S	TOMOFIX MEDIAL HIGHT TIBIA PLATE AS:SYNTHES 440.834S	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	77500	FBZ007815010	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
1156	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL XS 130° 9MMX170MM AS:SYNTHES 472.104S	PFNA-II NAIL XS 130° 9MMX170MM AS:SYNTHES 472.104S	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	可以單一植入物處理轉子間骨折及股骨幹骨折，Blade Device的設計能提供抗滑退跟抗旋轉的功能，對疏鬆骨的錨定能力佳。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	65000	FBZ018785001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
1157	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL XS 130° 10MMX170MM AS:SYNTHES 472.105S	PFNA-II NAIL XS 130° 10MMX170MM AS:SYNTHES 472.105S	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	可以單一植入物處理轉子間骨折及股骨幹骨折，Blade Device的設計能提供抗滑退跟抗旋轉的功能，對疏鬆骨的錨定能力佳。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	65000	FBZ018785001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
1158	長股骨髓內釘系統 PNFA II END CAP 15MM EXTENSION AS:SYNTHES 473.173S	PNFA II END CAP 15MM EXTENSION AS:SYNTHES 473.173S	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	可以單一植入物處理轉子間骨折及股骨幹骨折，Blade Device的設計能提供抗滑退跟抗旋轉的功能，對疏鬆骨的錨定能力佳。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	用於固定骨幹骨折使用，術後復元更快速可提早恢復原有的生活功能。	無對應健保品	0	FBZ018785001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1159	長股骨髓內釘系統 PNFA II END CAP 10MM EXTENSION AS:SYNTHES 473.172S	PNFA II END CAP 10MM EXTENSION AS:SYNTHES 473.172S	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	可以單一植入物處理轉子間骨折及股骨幹骨折，Blade Device的設計能提供抗滑退跟抗旋轉的功能，對疏鬆骨的錨定能力佳。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	用於固定骨幹骨折使用，術後復元更快速可提早恢復原有的生活功能。	無對應健保品	0	FBZ018785001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1160	長股骨髓內釘系統 PNFA II END CAP 0MM EXTENSION AS:SYNTHES 473.170S	PNFA II END CAP 0MM EXTENSION AS:SYNTHES 473.170S	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	可以單一植入物處理轉子間骨折及股骨幹骨折，Blade Device的設計能提供抗滑退跟抗旋轉的功能，對疏鬆骨的錨定能力佳。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ018785001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
1161	緊急備用鈦螺絲 1.9MM EMERGENCY SCREW 10MM AS:STRYKER 58-19010E	1.9MM EMERGENCY SCREW 10MM AS:STRYKER 58-19010E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
1162	緊急備用鈦螺絲 1.9MM EMERGENCY SCREW 12MM AS:STRYKER 58-19012E	1.9MM EMERGENCY SCREW 12MM AS:STRYKER 58-19012E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
1163	緊急備用鈦螺絲 1.9MM EMERGENCY SCREW 5MM AS:STRYKER 58-19005E	1.9MM EMERGENCY SCREW 5MM AS:STRYKER 58-19005E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
1164	緊急備用鈦螺絲 1.9MM EMERGENCY SCREW 8MM AS:STRYKER 58-19008E	1.9MM EMERGENCY SCREW 8MM AS:STRYKER 58-19008E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
1165	鎖定鈦螺絲 2.3MM LOCKING SCREW 13MM AS:STRYKER 53-23013E	2.3MM LOCKING SCREW 13MM AS:STRYKER 53-23013E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
1166	鎖定鈦螺絲 2.3MM LOCKING SCREW 14MM AS:STRYKER 53-23014E	2.3MM LOCKING SCREW 14MM AS:STRYKER 53-23014E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
1167	鎖定鈦螺絲 2.3MM LOCKING SCREW 11MM AS:STRYKER 53-23011E	2.3MM LOCKING SCREW 11MM AS:STRYKER 53-23011E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無

1168	鎖定鈦螺絲 2.3MM LOCKING SCREW 12MM AS:STRYKER 53-23012E	2.3MM LOCKING SCREW 12MM AS:STRYKER 53-23012E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
1169	緊急備用鈦螺絲 2.5MM EMERGENCY SCREW 12MM AS:STRYKER 58-25012E	2.5MM EMERGENCY SCREW 12MM AS:STRYKER 58-25012E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
1170	緊急備用鈦螺絲 2.5MM EMERGENCY SCREW 8MM AS:STRYKER 58-25008E	2.5MM EMERGENCY SCREW 8MM AS:STRYKER 58-25008E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
1171	緊急備用鈦螺絲 2.5MM EMERGENCY SCREW 10MM AS:STRYKER 58-25010E	2.5MM EMERGENCY SCREW 10MM AS:STRYKER 58-25010E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
1172	鈦螺絲 1.2MM BONE SCREW 4MM AS:STRYKER 58-12004E	1.2MM BONE SCREW 4MM AS:STRYKER 58-12004E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
1173	鈦螺絲 1.2MM BONE SCREW 5MM AS:STRYKER 58-12005E	1.2MM BONE SCREW 5MM AS:STRYKER 58-12005E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
1174	鈦螺絲 1.7MM BONE SCREW 13MM AS:STRYKER 58-17013E	1.7MM BONE SCREW 13MM AS:STRYKER 58-17013E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
1175	鈦螺絲 1.7MM BONE SCREW 14MM AS:STRYKER 58-17014E	1.7MM BONE SCREW 14MM AS:STRYKER 58-17014E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
1176	鈦螺絲 1.7MM BONE SCREW 11MM AS:STRYKER 58-17011E	1.7MM BONE SCREW 11MM AS:STRYKER 58-17011E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
1177	鈦螺絲 1.7MM BONE SCREW 12MM AS:STRYKER 58-17012E	1.7MM BONE SCREW 12MM AS:STRYKER 58-17012E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
1178	鈦螺絲 1.7MM BONE SCREW 18MM AS:STRYKER 58-17018E	1.7MM BONE SCREW 18MM AS:STRYKER 58-17018E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
1179	鈦螺絲 1.7MM BONE SCREW 20MM AS:STRYKER 58-17020E	1.7MM BONE SCREW 20MM AS:STRYKER 58-17020E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
1180	鈦螺絲 1.7MM BONE SCREW 15MM AS:STRYKER 58-17015E	1.7MM BONE SCREW 15MM AS:STRYKER 58-17015E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
1181	鈦螺絲 1.7MM BONE SCREW 16MM AS:STRYKER 58-17016E	1.7MM BONE SCREW 16MM AS:STRYKER 58-17016E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
1182	鈦螺絲 2.3MM BONE SCREW 14MM AS:STRYKER 58-23014E	2.3MM BONE SCREW 14MM AS:STRYKER 58-23014E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
1183	鈦螺絲 2.3MM BONE SCREW 12MM AS:STRYKER 58-23012E	2.3MM BONE SCREW 12MM AS:STRYKER 58-23012E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
1184	鈦螺絲 2.3MM BONE SCREW 15MM AS:STRYKER 58-23015E	2.3MM BONE SCREW 15MM AS:STRYKER 58-23015E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
1185	鈦螺絲 2.3MM BONE SCREW 13MM AS:STRYKER 58-23013E	2.3MM BONE SCREW 13MM AS:STRYKER 58-23013E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
1186	鈦螺絲 2.3MM BONE SCREW 20MM AS:STRYKER 58-23020E	2.3MM BONE SCREW 20MM AS:STRYKER 58-23020E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
1187	鈦螺絲 2.3MM BONE SCREW 16MM AS:STRYKER 58-23016E	2.3MM BONE SCREW 16MM AS:STRYKER 58-23016E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
1188	鈦螺絲 2.3MM BONE SCREW 22MM AS:STRYKER 58-23022E	2.3MM BONE SCREW 22MM AS:STRYKER 58-23022E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
1189	鈦螺絲 2.3MM BONE SCREW 18MM AS:STRYKER 58-23018E	2.3MM BONE SCREW 18MM AS:STRYKER 58-23018E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
1190	鈦螺絲 1.2MM BONE SCREW WASHER AS:STRYKER 59-12049E	1.2MM BONE SCREW WASHER AS:STRYKER 59-12049E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
1191	鈦螺絲 2.3MM BONE SCREW 24MM AS:STRYKER 58-23024E	2.3MM BONE SCREW 24MM AS:STRYKER 58-23024E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
1192	鈦螺絲 2.3MM BONE SCREW WASHER AS:STRYKER 59-23049E	2.3MM BONE SCREW WASHER AS:STRYKER 59-23049E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
1193	鈦螺絲 2.3MM BONE SCREW 26MM AS:STRYKER 58-23026E	2.3MM BONE SCREW 26MM AS:STRYKER 58-23026E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
1194	極小型手部標準鈦板 1.2MM XS PROFYLE HAND STANDARD PLATE 5 HOLE NARROW T-PLATE AS:STRYKER 57-05140	1.2MM XS PROFYLE HAND STANDARD PLATE 5 HOLE NARROW T-PLATE AS:STRYKER 57-05140	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1195	極小型手部標準鈦板 1.2MM XS PROFYLE HAND STANDARD PLATE 4 HOLE STRAIGHT PLATE AS:STRYKER 57-05101	1.2MM XS PROFYLE HAND STANDARD PLATE 4 HOLE STRAIGHT PLATE AS:STRYKER 57-05101	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1196	極小型手部標準鈦板 1.2MM XS PROFYLE HAND STANDARD PLATE 16 HOLE STRAIGHT PLATE AS:STRYKER 57-05116	1.2MM XS PROFYLE HAND STANDARD PLATE 16 HOLE STRAIGHT PLATE AS:STRYKER 57-05116	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1197	極小型手部標準鈦板 1.2MM XS PROFYLE HAND STANDARD PLATE 3X2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-05191	1.2MM XS PROFYLE HAND STANDARD PLATE 3X2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-05191	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1198	極小型手部標準鈦板 1.2MM XS PROFYLE HAND STANDARD PLATE 5 HOLE NARROW Y-PLATE AS:STRYKER 57-05170	1.2MM XS PROFYLE HAND STANDARD PLATE 5 HOLE NARROW Y-PLATE AS:STRYKER 57-05170	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1199	極小型手部標準鈦板 1.2MM XS PROFYLE HAND STANDARD PLATE 2X2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-05190	1.2MM XS PROFYLE HAND STANDARD PLATE 2X2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-05190	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1200	極小型手部標準鈦板 1.2MM XS PROFYLE HANDSTANDARD PLATE 2X2+2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-05197	1.2MM XS PROFYLE HAND STANDARD PLATE 2X2+2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-05197	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1201	極小型手部標準鈦板 1.2MM XS PROFYLE HANDSTANDARD PLATE 4X2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-05192	1.2MM XS PROFYLE HAND STANDARD PLATE 4X2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-05192	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1202	極小型手部標準鈦板 1.2MM XS PROFYLE HANDSTANDARD PLATE 4X2 HOLES REPLANTATION 3D PLATE AS:STRYKER 57-05195	1.2MM XS PROFYLE HAND STANDARD PLATE 4X2 HOLES REPLANTATION 3D PLATE AS:STRYKER 57-05195	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1203	小型手部標準鈦板 1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 2X2+2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-05297	1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 2X2+2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-05297	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無

1204	小型手部標準鈦板 1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 4X2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-05292	1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 4X2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-05292	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1205	小型手部標準鈦板 1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 4X2 HOLES REPLANTATION 3D PLATE AS:STRYKER 57-05295	1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 4X2 HOLES REPLANTATION 3D PLATE AS:STRYKER 57-05295	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1206	中型手部標準鈦板 2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 16 HOLE STRAIGHT PLATE AS:STRYKER 57-10116	2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 16 HOLE STRAIGHT PLATE AS:STRYKER 57-10116	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1207	中型手部標準鈦板 2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 4 HOLE STRAIGHT PLATE AS:STRYKER 57-10101	2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 4 HOLE STRAIGHT PLATE AS:STRYKER 57-10101	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1208	中型手部標準鈦板 2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 4 HOLE STRAIGHT PLATE WITH BAR AS:STRYKER 57-10102	2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 4 HOLE STRAIGHT PLATE WITH BAR AS:STRYKER 57-10102	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1209	中型手部標準鈦板 2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 6 HOLE NARROW T-PLATE AS:STRYKER 57-10140	2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 6 HOLE NARROW T-PLATE AS:STRYKER 57-10140	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1210	中型手部標準鈦板 2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 6 HOLE RIGHT L-PLATE AS:STRYKER 57-10120	2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 6 HOLE RIGHT L-PLATE AS:STRYKER 57-10120	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1211	中型手部標準鈦板 2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 6 HOLE LEFT L-PLATE AS:STRYKER 57-10121	2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 6 HOLE LEFT L-PLATE AS:STRYKER 57-10121	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1212	中型手部標準鈦板 2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 7 HOLE NARROW Y-PLATE AS:STRYKER 57-10170	2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 7 HOLE NARROW Y-PLATE AS:STRYKER 57-10170	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1213	中型手部標準鈦板 2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 7 HOLE T-PLATE AS:STRYKER 57-10160	2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 7 HOLE T-PLATE AS:STRYKER 57-10160	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1214	中型手部標準鈦板 2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 8 HOLE WIDE T-PLATE AS:STRYKER 57-10161	2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 8 HOLE WIDE T-PLATE AS:STRYKER 57-10161	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1215	中型手部標準鈦板 2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 2X2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-10190	2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 2X2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-10190	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1216	中型手部標準鈦板 2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 13 HOLE NARROW Z-PLATE AS:STRYKER 57-10179	2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 13 HOLE NARROW Z-PLATE AS:STRYKER 57-10179	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1217	中型手部標準鈦板 2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 5 HOLE ROTATION PLATE AS:STRYKER 57-10185	2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 5 HOLE ROTATION PLATE AS:STRYKER 57-10185	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1218	中型手部標準鈦板 2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 4X2 HOLES REPLANTATION 3D PLATE AS:STRYKER 57-10195	2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 4X2 HOLES REPLANTATION 3D PLATE AS:STRYKER 57-10195	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1219	中型手部標準鈦板 2.3MM M PROFYLE HANDS TANDARD PLATE 3X2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-10191	2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 3X2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-10191	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1220	中型手部標準鈦板 2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 4X2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-10192	2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 4X2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-10192	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1221	小型手部鎖定鈦板 1.7MM S VARIAX HAND LOCKING PLATE 10 HOLE NARROW T-PLATE AS:STRYKER 57-10310	1.7MM S VARIAX HAND LOCKING PLATE 10 HOLE NARROW T-PLATE AS:STRYKER 57-10310	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1222	中型手部標準鈦板 2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 2X2+2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-10197	2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 2X2+2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-10197	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1223	小型手部鎖定鈦板 1.7MM S VARIAX HAND LOCKING PLATE 4 HOLE STRAIGHT AS:STRYKER 57-10304	1.7MM S VARIAX HAND LOCKING PLATE 4 HOLE STRAIGHT AS:STRYKER 57-10304	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1224	小型手部鎖定鈦板 1.7MM S VARIAX HAND LOCKING PLATE 6 HOLE LEFT L-PLATE AS:STRYKER 57-10321	1.7MM S VARIAX HAND LOCKING PLATE 6 HOLE LEFT L-PLATE AS:STRYKER 57-10321	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1225	小型手部鎖定鈦板 1.7MM S VARIAX HAND LOCKING PLATE 16 HOLE STRAIGHT AS:STRYKER 57-10316	1.7MM S VARIAX HAND LOCKING PLATE 16 HOLE STRAIGHT AS:STRYKER 57-10316	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1226	小型手部鎖定鈦板 1.7MM S VARIAX HAND LOCKING PLATE 6 HOLE RIGHT L-PLATE AS:STRYKER 57-10320	1.7MM S VARIAX HAND LOCKING PLATE 6 HOLE RIGHT L-PLATE AS:STRYKER 57-10320	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1227	小型手部鎖定鈦板 1.7MM S VARIAX HAND LOCKING PLATE 8 HOLE WIDE T-PLATE AS:STRYKER 57-10368	1.7MM S VARIAX HAND LOCKING PLATE 8 HOLE WIDE T-PLATE AS:STRYKER 57-10368	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無

1228	小型手部鎖定鈦板 1.7MM S VARIAX HAND LOCKING PLATE 6 HOLE NARROW T-PLATE AS:STRYKER 57-10340	1.7MM S VARIAX HAND LOCKING PLATE 6 HOLE NARROW T-PLATE AS:STRYKER 57-10340	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1229	小型手部鎖定鈦板 1.7MM S VARIAX HAND LOCKING PLATE 7 HOLE T-PLATE AS:STRYKER 57-10360	1.7MM S VARIAX HAND LOCKING PLATE 7 HOLE T-PLATE AS:STRYKER 57-10360	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1230	小型手部鎖定鈦板 1.7MM S VARIAX HAND LOCKING PLATE 2X2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-10390	1.7MM S VARIAX HAND LOCKING PLATE 2X2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-10390	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1231	小型手部鎖定鈦板 1.7MM S VARIAX HAND LOCKING PLATE 9 HOLE NARROW Z-PLATE AS:STRYKER 57-10379	1.7MM S VARIAX HAND LOCKING PLATE 9 HOLE NARROW Z-PLATE AS:STRYKER 57-10379	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1232	小型手部鎖定鈦板 1.7MM S VARIAX HAND LOCKING PLATE 5 HOLE ROTATION PLATE AS:STRYKER 57-10380	1.7MM S VARIAX HAND LOCKING PLATE 5 HOLE ROTATION PLATE AS:STRYKER 57-10380	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1233	小型手部鎖定鈦板 1.7MM S VARIAX HAND LOCKING PLATE 4X2 HOLES REPLANTATION 3D PLATE AS:STRYKER 57-10395	1.7MM S VARIAX HAND LOCKING PLATE 4X2 HOLES REPLANTATION 3D PLATE AS:STRYKER 57-10395	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1234	小型手部鎖定鈦板 1.7MM S VARIAX HAND LOCKING PLATE 3X2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-10391	1.7MM S VARIAX HAND LOCKING PLATE 3X2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-10391	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1235	小型手部鎖定鈦板 1.7MM S VARIAX HAND LOCKING PLATE 4X2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-10392	1.7MM S VARIAX HAND LOCKING PLATE 4X2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-10392	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1236	中型手部加壓鈦板 2.3MM M PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 6 HOLE STRAIGHT PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-10407	2.3MM M PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 6 HOLE STRAIGHT PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-10407	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1237	小型手部鎖定鈦板 1.7MM S VARIAX HAND LOCKING PLATE 2X2+2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-10397	1.7MM S VARIAX HAND LOCKING PLATE 2X2+2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-10397	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1238	中型手部加壓鈦板 2.3MM M PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 4 HOLE STRAIGHT PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-10402	2.3MM M PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 4 HOLE STRAIGHT PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-10402	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1239	中型手部加壓鈦板 2.3MM M PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 6 HOLE NARROW T-PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-10440	2.3MM M PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 6 HOLE NARROW T-PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-10440	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1240	中型手部加壓鈦板 2.3MM M PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 6 HOLE RIGHT L-PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-10420	2.3MM M PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 6 HOLE RIGHT L-PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-10420	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1241	中型手部加壓鈦板 2.3MM M PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 6 HOLE LEFT L-PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-10421	2.3MM M PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 6 HOLE LEFT L-PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-10421	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1242	中型手部加壓鈦板 2.3MM M PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 6 HOLE RIGHT BLADE PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-10482	2.3MM M PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 6 HOLE RIGHT BLADE PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-10482	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1243	中型手部加壓鈦板 2.3MM M PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 7 HOLE T-PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-10460	2.3MM M PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 7 HOLE T-PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-10460	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1244	中型手部加壓鈦板 2.3MM M PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 7 HOLE NARROW Y-PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-10470	2.3MM M PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 7 HOLE NARROW Y-PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-10470	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1245	大型手部加壓鈦板 2.3MM L PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 4 HOLE STRAIGHT PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-13402	2.3MM L PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 4 HOLE STRAIGHT PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-13402	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1246	中型手部加壓鈦板 2.3MM M PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 6 HOLE LEFT BLADE PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-10483	2.3MM M PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 6 HOLE LEFT BLADE PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-10483	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1247	中型手部標準鈦板 2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 5 HOLE ROTATION PLATE WIDE AS:STRYKER 57-13185	2.3MM M PROFYLE HAND STANDARD PLATE 5 HOLE ROTATION PLATE WIDE AS:STRYKER 57-13185	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1248	大型手部加壓鈦板 2.3MM L PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 8 HOLE STRAIGHT PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-13410	2.3MM L PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 8 HOLE STRAIGHT PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-13410	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無

1249	大型手部加壓鈦板 2.3MM L PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 5 HOLE STRAIGHT PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-13405	2.3MM L PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 5 HOLE STRAIGHT PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-13405	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1250	大型手部加壓鈦板 2.3MM L PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 6 HOLE STRAIGHT PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-13408	2.3MM L PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 6 HOLE STRAIGHT PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-13408	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1251	大型手部加壓鈦板 2.3MM L PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 6 HOLE NARROW T-PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-13440	2.3MM L PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 6 HOLE NARROW T-PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-13440	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1252	大型手部加壓鈦板 2.3MM L PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 6 HOLE RIGHT L-PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-13420	2.3MM L PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 6 HOLE RIGHT L-PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-13420	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1253	大型手部加壓鈦板 2.3MM L PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 6 HOLE LEFT L-PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-13421	2.3MM L PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 6 HOLE LEFT L-PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-13421	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1254	大型手部加壓鈦板 2.3MM L PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 6 HOLE OBLIQUE LEFT T-PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-13451	2.3MM L PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 6 HOLE OBLIQUE LEFT T-PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-13451	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1255	大型手部加壓鈦板 2.3MM L PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 10 HOLE NARROW T-PLATECOMPRESSION AS:STRYKER 57-13442	2.3MM L PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 10 HOLE NARROW T-PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-13442	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1256	大型手部加壓鈦板 2.3MM L PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 6 HOLE OBLIQUE RIGHT T-PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-13450	2.3MM L PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 6 HOLE OBLIQUE RIGHT T-PLATE COMPRESSIONAS:STRYKER 57-13450	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1257	中型手部鎖定鈦板 2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 4 HOLE STRAIGHT PLATE WITH BAR AS:STRYKER 57-15302	2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 4 HOLE STRAIGHT PLATE WITH BAR AS:STRYKER 57-15302	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1258	中型手部鎖定鈦板 2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 4 HOLE STRAIGHT PLATE AS:STRYKER 57-15301	2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 4 HOLE STRAIGHT AS:STRYKER 57-15301	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1259	大型手部加壓鈦板 2.3MM L PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 6 HOLE T-PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-13906	2.3MM L PROFYLE HAND COMPRESSION PLATE 6 HOLE T-PLATE COMPRESSION AS:STRYKER 57-13906	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1260	中型手部鎖定鈦板 2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 6 HOLE LEFT L-PLATE AS:STRYKER 57-15321	2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 6 HOLE LEFT L-PLATE AS:STRYKER 57-15321	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1261	中型手部鎖定鈦板 2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 6 HOLE RIGHT L-PLATE AS:STRYKER 57-15320	2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 6 HOLE RIGHT L-PLATE AS:STRYKER 57-15320	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1262	中型手部鎖定鈦板 2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 16 HOLE STRAIGHT PLATE AS:STRYKER 57-15316	2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 16 HOLE STRAIGHT PLATE AS:STRYKER 57-15316	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1263	中型手部鎖定鈦板 2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 6 HOLE NARROW T-PLATE AS:STRYKER 57-15340	2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 6 HOLE NARROW T-PLATE AS:STRYKER 57-15340	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1264	中型手部鎖定鈦板 2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 5 HOLE RIGHT MC5 PLATE AS:STRYKER 57-15325	2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 5 HOLE RIGHT MC5 PLATE AS:STRYKER 57-15325	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1265	中型手部鎖定鈦板 2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 5 HOLE LEFT MC5 PLATE AS:STRYKER 57-15324	2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 5 HOLE LEFT MC5 PLATE AS:STRYKER 57-15324	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1266	中型手部鎖定鈦板 2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 7 HOLE NARROW T-PLATE AS:STRYKER 57-15370	2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 7 HOLE NARROW T-PLATE AS:STRYKER 57-15370	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1267	中型手部鎖定鈦板 2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 8 HOLE WIDE T-PLATE AS:STRYKER 57-15361	2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 8 HOLE WIDE T-PLATE AS:STRYKER 57-15361	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1268	中型手部鎖定鈦板 2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 7 HOLE T-PLATE AS:STRYKER 57-15360	2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 7 HOLE T-PLATE AS:STRYKER 57-15360	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1269	中型手部鎖定鈦板 2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 2X2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-15390	2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 2X2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-15390	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1270	中型手部鎖定鈦板 2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 5 HOLE ROTATION PLATE AS:STRYKER 57-15385	2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 5 HOLE ROTATION PLATE AS:STRYKER 57-15385	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無

1271	中型手部鎖定鈦板 2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 13 HOLE NARROW Z-PLATE AS:STRYKER 57-15379	2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 13 HOLE NARROW Z-PLATE AS:STRYKER 57-15379	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1272	中型手部鎖定鈦板 2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 4X2 HOLES REPLANTATION 3D PLATE AS:STRYKER 57-15395	2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 4X2 HOLES REPLANTATION 3D PLATE AS:STRYKER 57-15395	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1273	中型手部鎖定鈦板 2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 4X2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-15392	2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 4X2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-15392	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1274	中型手部鎖定鈦板 2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 3X2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-15391	2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 3X2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-15391	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1275	中型手部鎖定鈦板 2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 2X2+2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-15397	2.3MM M VARIAX HAND LOCKING PLATE 2X2+2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-15397	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
1276	拜奧屈距骨下關節植入系統 BIOARCH SUBTALAR IMPLANT SYSTEM 8MM AS:WRIGHT ST1108	BIOARCH SUBTALAR IMPLANT SYSTEM 8MM AS:WRIGHT ST1108	扁平足矯正	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	子彈型設計，便於置入於距骨下關節處，表面為鈍的螺紋，不傷周邊軟組織，傷口小，術後復原快。	目前健保品項無類似之品項	39000	FBZ019340001	無
1277	拜奧屈距骨下關節植入系統 BIOARCH SUBTALAR IMPLANT SYSTEM 9MM AS:WRIGHT ST1109	BIOARCH SUBTALAR IMPLANT SYSTEM 9MM AS:WRIGHT ST1109	扁平足矯正	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	子彈型設計，便於置入於距骨下關節處，表面為鈍的螺紋，不傷周邊軟組織，傷口小，術後復原快。	目前健保品項無類似之品項	39000	FBZ019340001	無
1278	拜奧屈距骨下關節植入系統 BIOARCH SUBTALAR IMPLANT SYSTEM 11MM AS:WRIGHT ST1111	BIOARCH SUBTALAR IMPLANT SYSTEM 11MM AS:WRIGHT ST1111	可使用微創手術方法，達成扁平足矯正。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	子彈型設計，便於置入於距骨下關節處，表面為鈍的螺紋，不傷周邊軟組織，傷口小，術後復原快。	目前健保品項無類似之品項	39000	FBZ019340001	無
1279	拜奧屈距骨下關節植入系統 BIOARCH SUBTALAR IMPLANT SYSTEM 12MM AS:WRIGHT ST1112	BIOARCH SUBTALAR IMPLANT SYSTEM 12MM AS:WRIGHT ST1112	扁平足矯正	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	子彈型設計，便於置入於距骨下關節處，表面為鈍的螺紋，不傷周邊軟組織，傷口小，術後復原快。	目前健保品項無類似之品項	39000	FBZ019340001	無
1280	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 3.0X16MM AS:WRIGHT 44110004	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 3.0X16MM AS:WRIGHT 44110004	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1281	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 3.0X18MM AS:WRIGHT 44110005	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 3.0X18MM AS:WRIGHT 44110005	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1282	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 3.0X20MM AS:WRIGHT 44110006	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 3.0X20MM AS:WRIGHT 44110006	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1283	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 3.0X22MM AS:WRIGHT 44110007	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 3.0X22MM AS:WRIGHT 44110007	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1284	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 3.0X24MM AS:WRIGHT 44110008	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 3.0X24MM AS:WRIGHT 44110008	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1285	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X14MM SHORT AS:WRIGHT 44110014	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X14MM SHORT AS:WRIGHT 44110014	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1286	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X16MM SHORT AS:WRIGHT 44110015	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X16MM SHORT AS:WRIGHT 44110015	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1287	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 3.0X10MM AS:WRIGHT 44110001	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 3.0X10MM AS:WRIGHT 44110001	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1288	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 3.0X12MM AS:WRIGHT 44110002	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 3.0X12MM AS:WRIGHT 44110002	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1289	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 3.0X14MM AS:WRIGHT 44110003	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 3.0X14MM AS:WRIGHT 44110003	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1290	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X28MM SHORT AS:WRIGHT 44110021	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X28MM SHORT AS:WRIGHT 44110021	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1291	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X32MM SHORT AS:WRIGHT 44110023	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X32MM SHORT AS:WRIGHT 44110023	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1292	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 3.0X26MM AS:WRIGHT 44110009	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 3.0X26MM AS:WRIGHT 44110009	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1293	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 3.0X28MM AS:WRIGHT 44110010	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 3.0X28MM AS:WRIGHT 44110010	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1294	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 3.0X30MM AS:WRIGHT 44110011	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 3.0X30MM AS:WRIGHT 44110011	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1295	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 3.0X32MM AS:WRIGHT 44110012	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 3.0X32MM AS:WRIGHT 44110012	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1296	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X48MM SHORT AS:WRIGHT 44110031	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X48MM SHORT AS:WRIGHT 44110031	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1297	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X46MM SHORT AS:WRIGHT 44110030	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X46MM SHORT AS:WRIGHT 44110030	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1298	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X20MM SHORT AS:WRIGHT 44110017	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X20MM SHORT AS:WRIGHT 44110017	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1299	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X22MM SHORT AS:WRIGHT 44110018	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X22MM SHORT AS:WRIGHT 44110018	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1300	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X24MM SHORT AS:WRIGHT 44110019	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X24MM SHORT AS:WRIGHT 44110019	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1301	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X18MM SHORT AS:WRIGHT 44110016	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X18MM SHORT AS:WRIGHT 44110016	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無

1302	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X36MM SHORT AS:WRIGHT 44110025	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X36MM SHORT AS:WRIGHT 44110025	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1303	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X48MM LONG AS:WRIGHT 44110039	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X48MM LONG AS:WRIGHT 44110039	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1304	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X38MM SHORT AS:WRIGHT 44110026	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X38MM SHORT AS:WRIGHT 44110026	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1305	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X40MM SHORT AS:WRIGHT 44110027	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X40MM SHORT AS:WRIGHT 44110027	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1306	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X34MM SHORT AS:WRIGHT 44110024	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X34MM SHORT AS:WRIGHT 44110024	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1307	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X42MM SHORT AS:WRIGHT 44110028	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X42MM SHORT AS:WRIGHT 44110028	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1308	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X38MM LONG AS:WRIGHT 44110034	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X38MM LONG AS:WRIGHT 44110034	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1309	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X36MM LONG AS:WRIGHT 44110033	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X36MM LONG AS:WRIGHT 44110033	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1310	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X40MM LONG AS:WRIGHT 44110035	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X40MM LONG AS:WRIGHT 44110035	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1311	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X50MM SHORT AS:WRIGHT 44110032	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X50MM SHORT AS:WRIGHT 44110032	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1312	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X42MM LONG AS:WRIGHT 44110036	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X42MM LONG AS:WRIGHT 44110036	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1313	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X44MM LONG AS:WRIGHT 44110037	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X44MM LONG AS:WRIGHT 44110037	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1314	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X60MM LONG AS:WRIGHT 44110042	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X60MM LONG AS:WRIGHT 44110042	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1315	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X55MM LONG AS:WRIGHT 44110041	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X55MM LONG AS:WRIGHT 44110041	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
1316	遠端橈骨髓內骨釘固定系統 MICRONAIL DISTAL RADIUS IMPLANT SIZE 1 AS:WRIGHT 59410001	MICRONAIL DISTAL RADIUS IMPLANT SIZE 1 AS:WRIGHT 59410001	遠端橈骨頭骨折固定	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	髓內設計，可保留完整血流分布，術後傷口小復原快，提供患處良好固定及穩定性。	健保目前無對於遠端橈骨髓內釘做給付，給付項目均為骨板。此特材為髓內式設計，降低併發症發生率且手術傷口小，術後恢復期大幅縮短，且患者恢復活動機能更顯著。	58000	FBZ019541001	無
1317	遠端橈骨髓內骨釘固定系統 MICRONAIL DISTAL RADIUS IMPLANT SIZE 2 AS:WRIGHT 59410002	MICRONAIL DISTAL RADIUS IMPLANT SIZE 2 AS:WRIGHT 59410002	遠端橈骨頭骨折固定	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	髓內設計，可保留完整血流分布，術後傷口小復原快，提供患處良好固定及穩定性。	健保目前無對於給付遠端橈骨髓內釘做給付，給付項目均為骨板。此特材為髓內式設計，降低併發症發生率且手術傷口小，術後恢復期大幅縮短，且患者恢復活動機能更顯著。	58000	FBZ019541001	無
1318	遠端橈骨髓內骨釘固定系統 MICRONAIL DISTAL RADIUS IMPLANT SIZE 3 AS:WRIGHT 59410003	MICRONAIL DISTAL RADIUS IMPLANT SIZE 3 AS:WRIGHT 59410003	遠端橈骨頭骨折固定	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	髓內設計，可保留完整血流分布，術後傷口小復原快，提供患處良好固定及穩定性。	健保目前無對於給付遠端橈骨髓內釘做給付，給付項目均為骨板。此特材為髓內式設計，降低併發症發生率且手術傷口小，術後恢復期大幅縮短，且患者恢復活動機能更顯著。	58000	FBZ019541001	無
1319	人工代用骨 ALLOMATRIX INJECTABLE PUTTY 1CC AS:WRIGHT 8600-0100	ALLOMATRIX INJECTABLE PUTTY 1CC AS:WRIGHT 8600-0100	因外傷或手術所造成的骨缺損填補	少數的患者可能會產生手術部位之感染及併發症等	"本特材成份為醫療級硫酸鈣及人體去礦物質化骨基質(DBM)，DBM中富含多種骨成長蛋白及骨誘導生長因子，如:BMP-2, BMP-4,IGF-1,TGF-B1等，以黃金比例組合而成，具有良好骨質誘導效果，可促進骨骼修復生長。"	傳統健保人工代用骨為顆粒型態，僅具骨傳導作用填補於缺損處，本特材添加可誘導骨生成之生長因子，同時兼具骨傳導及誘導作用，誘導骨生長修復。	16600	FBZ010866002	無
1320	人工代用骨 ALLOMATRIX INJECTABLE PUTTY 0.5CC AS:WRIGHT 8600-0050	ALLOMATRIX INJECTABLE PUTTY 0.5CC AS:WRIGHT 8600-0050	因外傷或手術所造成的骨缺損填補	少數的患者可能會產生手術部位之感染及併發症等	"本特材成份為醫療級硫酸鈣及人體去礦物質化骨基質(DBM)，DBM中富含多種骨成長蛋白及骨誘導生長因子，如:BMP-2, BMP-4,IGF-1,TGF-B1等，以黃金比例組合而成，具有良好骨質誘導效果，可促進骨骼修復生長。"	傳統健保人工代用骨為顆粒型態，僅具骨傳導作用填補於缺損處，本特材添加可誘導骨生成之生長因子，同時兼具骨傳導及誘導作用，誘導骨生長修復。	8600	FBZ010866001	無
1321	人工代用骨 ALLOMATRIX INJECTABLE PUTTY 5CC AS:WRIGHT 8600-0500	ALLOMATRIX INJECTABLE PUTTY 5CC AS:WRIGHT 8600-0500	因外傷或手術所造成的骨缺損填補	少數的患者可能會產生手術部位之感染及併發症等	"本特材成份為醫療級硫酸鈣及人體去礦物質化骨基質(DBM)，DBM中富含多種骨成長蛋白及骨誘導生長因子，如:BMP-2, BMP-4,IGF-1,TGF-B1等，以黃金比例組合而成，具有良好骨質誘導效果，可促進骨骼修復生長。"	傳統健保人工代用骨為顆粒型態，僅具骨傳導作用填補於缺損處，本特材添加可誘導骨生成之生長因子，同時兼具骨傳導及誘導作用，誘導骨生長修復。	62000	FBZ010866003	無
1322	捷特適注射式合成代用骨 JECTOS INJECTABLE SYNTHETIC BONE SUBSTITUTE 5CC AS:KASIOS J406C05	JECTOS INJECTABLE SYNTHETIC BONE SUBSTITUTE 5CC AS:KASIOS J406C05	自費注射型合成骨如牙膏狀，其膠泥形狀允許對骨缺損進行完全修復，可完全填補骨縫隙與不規則空間，約十分鐘後與骨骼完全結合變硬，骨細胞長出來時慢慢被人體自然吸收，有較佳的空間填補效果。廠商不同意健保支付點數，故無法納入健保。	在降解過程中，磷酸鈣顆粒可在食菌細胞溶?體的作用下釋放並分解。	自費注射型合成骨如牙膏狀，其膠泥形狀允許對骨缺損進行完全修復，可完全填補骨縫隙與不規則空間，約十分鐘後與骨骼完全結合變硬，骨細胞長出來時慢慢被人體自然吸收，有較佳的空間填補效果。廠商不同意健保支付點數，故無法納入健保。	"健保給付的骨粉，多為顆粒狀，不易填充骨裂縫，不易達到穩定骨折處與完全充填之效果。開喜優""吉德時""可注射式合成骨(自費) 手術操作時為流質，可以完全滲入並填充骨裂縫，而且低溫安全不傷害組織，手術完成後完全硬化並與骨裂縫密合，提供骨生長穩定環境。"	36000	FBZ017023001	以下症狀禁止使用1.手術部位有急性與慢性的感染。2.代謝性酸中毒和腰鼻素依賴性糖尿病症。3.磷酸鑽鈣顆粒可通過骨移植部位進入關節腔與腦膜缺口。.
1323	注射型人工代用骨 PRODENSE INJECTABLE GRAFT 10CC AS:WRIGHT 87SR-IN10	PRODENSE INJECTABLE GRAFT 10CC AS:WRIGHT 87SR-IN10	因傷造成的骨缺損填補	部份病人可能會產生手術部位之感染及併發症等	為醫療級硫酸鈣及磷酸鈣，吸收期長達六個月；	一般健保品項之人工骨吸收期僅兩個月，對於長骨較慢患者易造成骨不癒合，本特材經美國FDA認可較自體骨生長良好之人工代用骨，且吸收期長達六個月。	78000	FBZ018878002	無
1324	注射型人工代用骨 PRODENSE INJECTABLE GRAFT 4CC AS:WRIGHT 87SR-IN04	PRODENSE INJECTABLE GRAFT 4CC AS:WRIGHT 87SR-IN04	因傷造成的骨缺損填補	部份病人可能會產生手術部位之感染及併發症等	為醫療級硫酸鈣及磷酸鈣，吸收期長達六個月；	一般健保品項之人工骨吸收期僅兩個月，對於長骨較慢患者易造成骨不癒合，本特材經美國FDA認可較自體骨生長良好之人工代用骨，且吸收期長達六個月。	56000	FBZ018878001	無
1325	伊凡孚橈骨頭系統 EVOLVE HEAD 20MM +0 AS:WRIGHT 496-H020	EVOLVE RADIAL HEAD SYSTEM EVOLVE HEAD 20MM +0 AS:WRIGHT 496-H020	近端橈骨頭置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	鈷鉻鉬材質，接觸面採高度拋光，組件式設計符合患者不同解剖結構，可提供良好之癒後效果。	一般健保給付頭目均為骨板，若遇粉碎性骨折時，骨板固定效果有限，若切除橈骨頭又會影響手部活動穩定性，此特材可同時解決上述兩種問題。 (目前無類似健保品項)	26000	FBZ019775001	無
1326	伊凡孚橈骨頭系統 EVOLVE HEAD 18MM +0 AS:WRIGHT 496-H018	EVOLVE RADIAL HEAD SYSTEM EVOLVE HEAD 18MM +0 AS:WRIGHT 496-H018	近端橈骨頭置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	鈷鉻鉬材質，接觸面採高度拋光，組件式設計符合患者不同解剖結構，可提供良好之癒後效果。	一般健保給付頭目均為骨板，若遇粉碎性骨折時，骨板固定效果有限，若切除橈骨頭又會影響手部活動穩定性，此特材可同時解決上述兩種問題。 (目前無類似健保品項)	26000	FBZ019775001	無

1327	伊凡孚橈骨頭系統 EVOLVE HEAD 22MM +0 AS:WRIGHT 496-H022	EVOLVE RADIAL HEAD SYSTEM EVOLVE HEAD 22MM +0 AS:WRIGHT 496-H022	近端橈骨頭置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	鈷鉻鉬材質，接觸面採高度拋光，組件式設計符合患者不同解剖結構，可提供良好之癒後效果。	一般健保給付項目均為骨板，若遇粉碎性骨折時，骨板固定效果有限，若切除橈骨頭又會影響手部活動穩定性，此特材可同時解決上述兩種問題。(目前無類似健保品項)	26000	FBZ019775001	無
1328	伊凡孚橈骨頭系統 EVOLVE HEAD 24MM +0 AS:WRIGHT 496-H024	EVOLVE RADIAL HEAD SYSTEM EVOLVE HEAD 24MM +0 AS:WRIGHT 496-H024	近端橈骨頭置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	鈷鉻鉬材質，接觸面採高度拋光，組件式設計符合患者不同解剖結構，可提供良好之癒後效果。	一般健保給付項目均為骨板，若遇粉碎性骨折時，骨板固定效果有限，若切除橈骨頭又會影響手部活動穩定性，此特材可同時解決上述兩種問題。(目前無類似健保品項)	26000	FBZ019775001	無
1329	伊凡孚橈骨頭系統 EVOLVE HEAD 26MM +0 AS:WRIGHT 496-H026	EVOLVE RADIAL HEAD SYSTEM EVOLVE HEAD 26MM +0 AS:WRIGHT 496-H026	近端橈骨頭置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	鈷鉻鉬材質，接觸面採高度拋光，組件式設計符合患者不同解剖結構，可提供良好之癒後效果。	一般健保給付項目均為骨板，若遇粉碎性骨折時，骨板固定效果有限，若切除橈骨頭又會影響手部活動穩定性，此特材可同時解決上述兩種問題。(目前無類似健保品項)	26000	FBZ019775001	無
1330	伊凡孚橈骨頭系統 EVOLVE HEAD 18MM +2 AS:WRIGHT 496-H218	EVOLVE RADIAL HEAD SYSTEM EVOLVE HEAD 18MM +2 AS:WRIGHT 496-H218	近端橈骨頭置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	鈷鉻鉬材質，接觸面採高度拋光，組件式設計符合患者不同解剖結構，可提供良好之癒後效果。	一般健保給付項目均為骨板，若遇粉碎性骨折時，骨板固定效果有限，若切除橈骨頭又會影響手部活動穩定性，此特材可同時解決上述兩種問題。(目前無類似健保品項)	26000	FBZ019775001	無
1331	伊凡孚橈骨頭系統 EVOLVE HEAD 24MM +2 AS:WRIGHT 496-H224	EVOLVE RADIAL HEAD SYSTEM EVOLVE HEAD 24MM +2 AS:WRIGHT 496-H224	近端橈骨頭置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	鈷鉻鉬材質，接觸面採高度拋光，組件式設計符合患者不同解剖結構，可提供良好之癒後效果。	一般健保給付項目均為骨板，若遇粉碎性骨折時，骨板固定效果有限，若切除橈骨頭又會影響手部活動穩定性，此特材可同時解決上述兩種問題。(目前無類似健保品項)	26000	FBZ019775001	無
1332	伊凡孚橈骨頭系統 EVOLVE HEAD 22MM +2 AS:WRIGHT 496-H222	EVOLVE RADIAL HEAD SYSTEM EVOLVE HEAD 22MM +2 AS:WRIGHT 496-H222	近端橈骨頭置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	鈷鉻鉬材質，接觸面採高度拋光，組件式設計符合患者不同解剖結構，可提供良好之癒後效果。	一般健保給付項目均為骨板，若遇粉碎性骨折時，骨板固定效果有限，若切除橈骨頭又會影響手部活動穩定性，此特材可同時解決上述兩種問題。(目前無類似健保品項)	26000	FBZ019775001	無
1333	伊凡孚橈骨頭系統 EVOLVE HEAD 26MM +2 AS:WRIGHT 496-H226	EVOLVE RADIAL HEAD SYSTEM EVOLVE HEAD 26MM +2 AS:WRIGHT 496-H226	近端橈骨頭置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	鈷鉻鉬材質，接觸面採高度拋光，組件式設計符合患者不同解剖結構，可提供良好之癒後效果。	一般健保給付項目均為骨板，若遇粉碎性骨折時，骨板固定效果有限，若切除橈骨頭又會影響手部活動穩定性，此特材可同時解決上述兩種問題。(目前無類似健保品項)	26000	FBZ019775001	無
1334	伊凡孚橈骨頭系統 EVOLVE HEAD 18MM +4 AS:WRIGHT 496-H418	EVOLVE RADIAL HEAD SYSTEM EVOLVE HEAD 18MM +4 AS:WRIGHT 496-H418	近端橈骨頭置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	鈷鉻鉬材質，接觸面採高度拋光，組件式設計符合患者不同解剖結構，可提供良好之癒後效果。	一般健保給付項目均為骨板，若遇粉碎性骨折時，骨板固定效果有限，若切除橈骨頭又會影響手部活動穩定性，此特材可同時解決上述兩種問題。(目前無類似健保品項)	26000	FBZ019775001	無
1335	伊凡孚橈骨頭系統 EVOLVE HEAD 20MM +4 AS:WRIGHT 496-H420	EVOLVE RADIAL HEAD SYSTEM EVOLVE HEAD 20MM +4 AS:WRIGHT 496-H420	近端橈骨頭置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	鈷鉻鉬材質，接觸面採高度拋光，組件式設計符合患者不同解剖結構，可提供良好之癒後效果。	一般健保給付項目均為骨板，若遇粉碎性骨折時，骨板固定效果有限，若切除橈骨頭又會影響手部活動穩定性，此特材可同時解決上述兩種問題。(目前無類似健保品項)	26000	FBZ019775001	無
1336	伊凡孚橈骨頭系統 EVOLVE HEAD 22MM +4 AS:WRIGHT 496-H422	EVOLVE RADIAL HEAD SYSTEM EVOLVE HEAD 22MM +4 AS:WRIGHT 496-H422	近端橈骨頭置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	鈷鉻鉬材質，接觸面採高度拋光，組件式設計符合患者不同解剖結構，可提供良好之癒後效果。	一般健保給付項目均為骨板，若遇粉碎性骨折時，骨板固定效果有限，若切除橈骨頭又會影響手部活動穩定性，此特材可同時解決上述兩種問題。(目前無類似健保品項)	26000	FBZ019775001	無
1337	伊凡孚橈骨頭系統 EVOLVE HEAD STEM 4.5MM +0 AS:WRIGHT 496-S045	EVOLVE RADIAL HEAD SYSTEM EVOLVE HEAD STEM 4.5MM +0 AS:WRIGHT 496-S045	近端橈骨頭置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	鈷鉻鉬材質，接觸面採高度拋光，組件式設計符合患者不同解剖結構，可提供良好之癒後效果。	一般健保給付項目均為骨板，若遇粉碎性骨折時，骨板固定效果有限，若切除橈骨頭又會影響手部活動穩定性，此特材可同時解決上述兩種問題。(目前無類似健保品項)	28000	FBZ019775001	無
1338	伊凡孚橈骨頭系統 EVOLVE HEAD 26MM +4 AS:WRIGHT 496-H426	EVOLVE RADIAL HEAD SYSTEM EVOLVE HEAD 26MM +4 AS:WRIGHT 496-H426	近端橈骨頭置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	鈷鉻鉬材質，接觸面採高度拋光，組件式設計符合患者不同解剖結構，可提供良好之癒後效果。	一般健保給付項目均為骨板，若遇粉碎性骨折時，骨板固定效果有限，若切除橈骨頭又會影響手部活動穩定性，此特材可同時解決上述兩種問題。(目前無類似健保品項)	26000	FBZ019775001	無
1339	伊凡孚橈骨頭系統 EVOLVE HEAD STEM 5.5MM +0 AS:WRIGHT 496-S055	EVOLVE RADIAL HEAD SYSTEM EVOLVE HEAD STEM 5.5MM +0 AS:WRIGHT 496-S055	近端橈骨頭置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	鈷鉻鉬材質，接觸面採高度拋光，組件式設計符合患者不同解剖結構，可提供良好之癒後效果。	一般健保給付項目均為骨板，若遇粉碎性骨折時，骨板固定效果有限，若切除橈骨頭又會影響手部活動穩定性，此特材可同時解決上述兩種問題。(目前無類似健保品項)	28000	FBZ019775001	無
1340	伊凡孚橈骨頭系統 EVOLVE HEAD STEM 6.5MM +0 AS:WRIGHT 496-S065	EVOLVE RADIAL HEAD SYSTEM EVOLVE HEAD STEM 6.5MM +0 AS:WRIGHT 496-S065	近端橈骨頭置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	鈷鉻鉬材質，接觸面採高度拋光，組件式設計符合患者不同解剖結構，可提供良好之癒後效果。	一般健保給付項目均為骨板，若遇粉碎性骨折時，骨板固定效果有限，若切除橈骨頭又會影響手部活動穩定性，此特材可同時解決上述兩種問題。(目前無類似健保品項)	28000	FBZ019775001	無
1341	伊凡孚橈骨頭系統 EVOLVE HEAD 24MM +4 AS:WRIGHT 496-H424	EVOLVE RADIAL HEAD SYSTEM EVOLVE HEAD 24MM +4 AS:WRIGHT 496-H424	近端橈骨頭置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	鈷鉻鉬材質，接觸面採高度拋光，組件式設計符合患者不同解剖結構，可提供良好之癒後效果。	一般健保給付項目均為骨板，若遇粉碎性骨折時，骨板固定效果有限，若切除橈骨頭又會影響手部活動穩定性，此特材可同時解決上述兩種問題。(目前無類似健保品項)	26000	FBZ019775001	無
1342	伊凡孚橈骨頭系統 EVOLVE HEAD STEM 7.5MM +0 AS:WRIGHT 496-S075	EVOLVE RADIAL HEAD SYSTEM EVOLVE HEAD STEM 7.5MM +0 AS:WRIGHT 496-S075	近端橈骨頭置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	鈷鉻鉬材質，接觸面採高度拋光，組件式設計符合患者不同解剖結構，可提供良好之癒後效果。	一般健保給付項目均為骨板，若遇粉碎性骨折時，骨板固定效果有限，若切除橈骨頭又會影響手部活動穩定性，此特材可同時解決上述兩種問題。(目前無類似健保品項)	28000	FBZ019775001	無
1343	伊凡孚橈骨頭系統 EVOLVE HEAD STEM 5.5MM +4 AS:WRIGHT 496-S455	EVOLVE RADIAL HEAD SYSTEM EVOLVE HEAD STEM 5.5MM +4 AS:WRIGHT 496-S455	近端橈骨頭置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	鈷鉻鉬材質，接觸面採高度拋光，組件式設計符合患者不同解剖結構，可提供良好之癒後效果。	一般健保給付項目均為骨板，若遇粉碎性骨折時，骨板固定效果有限，若切除橈骨頭又會影響手部活動穩定性，此特材可同時解決上述兩種問題。(目前無類似健保品項)	28000	FBZ019775001	無
1344	伊凡孚橈骨頭系統 EVOLVE HEAD STEM 6.5MM +4 AS:WRIGHT 496-S465	EVOLVE RADIAL HEAD SYSTEM EVOLVE HEAD STEM 6.5MM +4 AS:WRIGHT 496-S465	近端橈骨頭置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	鈷鉻鉬材質，接觸面採高度拋光，組件式設計符合患者不同解剖結構，可提供良好之癒後效果。	一般健保給付項目均為骨板，若遇粉碎性骨折時，骨板固定效果有限，若切除橈骨頭又會影響手部活動穩定性，此特材可同時解決上述兩種問題。(目前無類似健保品項)	28000	FBZ019775001	無
1345	伊凡孚橈骨頭系統 EVOLVE HEAD STEM 7.5MM +4 AS:WRIGHT 496-S475	EVOLVE RADIAL HEAD SYSTEM EVOLVE HEAD STEM 7.5MM +4 AS:WRIGHT 496-S475	近端橈骨頭置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	鈷鉻鉬材質，接觸面採高度拋光，組件式設計符合患者不同解剖結構，可提供良好之癒後效果。	一般健保給付項目均為骨板，若遇粉碎性骨折時，骨板固定效果有限，若切除橈骨頭又會影響手部活動穩定性，此特材可同時解決上述兩種問題。(目前無類似健保品項)	28000	FBZ019775001	無
1346	伊凡孚橈骨頭系統 EVOLVE HEAD STEM 4.5MM +4 AS:WRIGHT 496-S445	EVOLVE RADIAL HEAD SYSTEM EVOLVE HEAD STEM 4.5MM +4 AS:WRIGHT 496-S445	近端橈骨頭置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	鈷鉻鉬材質，接觸面採高度拋光，組件式設計符合患者不同解剖結構，可提供良好之癒後效果。	一般健保給付項目均為骨板，若遇粉碎性骨折時，骨板固定效果有限，若切除橈骨頭又會影響手部活動穩定性，此特材可同時解決上述兩種問題。(目前無類似健保品項)	28000	FBZ019775001	無
1347	伊凡孚橈骨頭系統 EVOLVE HEAD STEM 8.5MM +4 AS:WRIGHT 496-S485	EVOLVE RADIAL HEAD SYSTEM EVOLVE HEAD STEM 8.5MM +4 AS:WRIGHT 496-S485	近端橈骨頭置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	鈷鉻鉬材質，接觸面採高度拋光，組件式設計符合患者不同解剖結構，可提供良好之癒後效果。	一般健保給付項目均為骨板，若遇粉碎性骨折時，骨板固定效果有限，若切除橈骨頭又會影響手部活動穩定性，此特材可同時解決上述兩種問題。(目前無類似健保品項)	28000	FBZ019775001	無
1348	達凡小骨釘 DART-FIRE HEADLESS SCREW 2.5X12MM AS:WRIGHT D2N25012	DART-FIRE HEADLESS SCREW 2.5X12MM AS:WRIGHT D2N25012	足部趾節固定及關節融合	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12700	FBS0925036W2	無
1349	達凡小骨釘 DART-FIRE HEADLESS SCREW 2.5X14MM AS:WRIGHT D2N25014	DART-FIRE HEADLESS SCREW 2.5X14MM AS:WRIGHT D2N25014	足部趾節固定及關節融合	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12700	FBS0925036W2	無
1350	達凡小骨釘 DART-FIRE HEADLESS SCREW 2.5X10MM AS:WRIGHT D2N25010	DART-FIRE HEADLESS SCREW 2.5X10MM AS:WRIGHT D2N25010	足部趾節固定及關節融合	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12700	FBS0925036W2	無
1351	達凡小骨釘 DART-FIRE HEADLESS SCREW 2.5X16MM AS:WRIGHT D2N25016	DART-FIRE HEADLESS SCREW 2.5X16MM AS:WRIGHT D2N25016	足部趾節固定及關節融合	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12700	FBS0925036W2	無

1352	達凡小骨釘 DART-FIRE HEADLESS SCREW 2.5X22MM AS:WRIGHT D2N25022	DART-FIRE HEADLESS SCREW 2.5X22MM AS:WRIGHT D2N25022	足部趾節固定及關節融合	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12700	FBS0925036W2	無
1353	達凡小骨釘 DART-FIRE HEADLESS SCREW 2.5X24MM AS:WRIGHT D2N25024	DART-FIRE HEADLESS SCREW 2.5X24MM AS:WRIGHT D2N25024	足部趾節固定及關節融合	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12700	FBS0925036W2	無
1354	達凡小骨釘 DART-FIRE HEADLESS SCREW 2.5X32MM AS:WRIGHT D2N25032	DART-FIRE HEADLESS SCREW 2.5X32MM AS:WRIGHT D2N25032	足部趾節固定及關節融合	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12700	FBS0925036W2	無
1355	達凡小骨釘 DART-FIRE HEADLESS SCREW 2.5X34MM AS:WRIGHT D2N25034	DART-FIRE HEADLESS SCREW 2.5X34MM AS:WRIGHT D2N25034	足部趾節固定及關節融合	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12700	FBS0925036W2	無
1356	達凡小骨釘 DART-FIRE HEADLESS SCREW 2.5X30MM AS:WRIGHT D2N25030	DART-FIRE HEADLESS SCREW 2.5X30MM AS:WRIGHT D2N25030	足部趾節固定及關節融合	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12700	FBS0925036W2	無
1357	達凡小骨釘 DART-FIRE HEADLESS SCREW 3.0X12MM AS:WRIGHT D2N30012	DART-FIRE HEADLESS SCREW 3.0X12MM AS:WRIGHT D2N30012	足部趾節固定及關節融合	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12700	FBS0925036W2	無
1358	達凡小骨釘 DART-FIRE HEADLESS SCREW 3.0X22MM AS:WRIGHT D2N30022	DART-FIRE HEADLESS SCREW 3.0X22MM AS:WRIGHT D2N30022	足部趾節固定及關節融合	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12700	FBS0925036W2	無
1359	達凡小骨釘 DART-FIRE HEADLESS SCREW 3.0X24MM AS:WRIGHT D2N30024	DART-FIRE HEADLESS SCREW 3.0X24MM AS:WRIGHT D2N30024	足部趾節固定及關節融合	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12700	FBS0925036W2	無
1360	達凡小骨釘 DART-FIRE HEADLESS SCREW 3.0X26MM AS:WRIGHT D2N30026	DART-FIRE HEADLESS SCREW 3.0X26MM AS:WRIGHT D2N30026	足部趾節固定及關節融合	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12700	FBS0925036W2	無
1361	達凡小骨釘 DART-FIRE HEADLESS SCREW 3.0X14MM AS:WRIGHT D2N30014	DART-FIRE HEADLESS SCREW 3.0X14MM AS:WRIGHT D2N30014	足部趾節固定及關節融合	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12700	FBS0925036W2	無
1362	達凡小骨釘 DART-FIRE HEADLESS SCREW 2.5X26MM AS:WRIGHT D2N25026	DART-FIRE HEADLESS SCREW 2.5X26MM AS:WRIGHT D2N25026	足部趾節固定及關節融合	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12700	FBS0925036W2	無
1363	達凡小骨釘 DART-FIRE HEADLESS SCREW 2.5X28MM AS:WRIGHT D2N25028	DART-FIRE HEADLESS SCREW 2.5X28MM AS:WRIGHT D2N25028	足部趾節固定及關節融合	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12700	FBS0925036W2	無
1364	艾瑞格可吸收性人工骨泥 A-GRIX RESORBABLE BONE VOID FILLER 5CC AS:FORMOSA AGM0105	A-GRIX RESORBABLE BONE VOID FILLER 5CC AS:FORMOSA AGM0105	艾瑞格可吸收性人工骨泥適用於填充各種骨骼缺損部位(包括：四肢、脊椎、與恥骨等)，該部位不影響骨骼本身穩定性，而這些缺損可能是手術或骨創傷造成的缺損；本產品具生物相容性與可生物吸收性，並可用於感染部位。	可能的副作用包括但不侷限於下列各項：1. 傷口副作用包括：血腫、患處引流、骨折、感染及其他一般手術會遇到的副作用。2. A-GRIX植入硬化後的破裂或突出，合併或單獨產生各種碎屑。3. 患處骨頭變形。4. 不完整或缺少骨長入空間。	艾瑞格可吸收性人工骨泥適用於填充各種骨骼缺損部位(包括：四肢、脊椎、與恥骨等)，該部位不影響骨骼本身穩定性，而這些缺損可能是手術或骨創傷造成的缺損；本產品具生物相容性與可生物吸收性，並可用於感染部位。	無	55000	FBZ002960001	如同所有的手術的注意事項一樣，術前應留意病患本身可能影響術後結果的各種因素，應事先小心處理，包括：各種病理性的出血異常、期類固醇治療、免疫抑制治療或高劑量的放射治療等。使用本產品請依照所提供的操作及使用資訊。
1365	達凡小骨釘 DART-FIRE HEADLESS SCREW 3.0X16MM AS:WRIGHT D2N30016	DART-FIRE HEADLESS SCREW 3.0X16MM AS:WRIGHT D2N30016	足部趾節固定及關節融合	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12700	FBS0925036W2	無
1366	達凡小骨釘 DART-FIRE HEADLESS SCREW 3.0X18MM AS:WRIGHT D2N30018	DART-FIRE HEADLESS SCREW 3.0X18MM AS:WRIGHT D2N30018	足部趾節固定及關節融合	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12700	FBS0925036W2	無
1367	達凡小骨釘 DART-FIRE HEADLESS SCREW 3.0X20MM AS:WRIGHT D2N30020	DART-FIRE HEADLESS SCREW 3.0X20MM AS:WRIGHT D2N30020	足部趾節固定及關節融合	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12700	FBS0925036W2	無
1368	達凡小骨釘 DART-FIRE HEADLESS SCREW 3.0X40MM AS:WRIGHT D2N30040	DART-FIRE HEADLESS SCREW 3.0X40MM AS:WRIGHT D2N30040	足部趾節固定及關節融合	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12700	FBS0925036W2	無
1369	達凡小骨釘 DART-FIRE HEADLESS SCREW 3.0X34MM AS:WRIGHT D2N30034	DART-FIRE HEADLESS SCREW 3.0X34MM AS:WRIGHT D2N30034	足部趾節固定及關節融合	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12700	FBS0925036W2	無
1370	達凡小骨釘 DART-FIRE HEADLESS SCREW 3.0X36MM AS:WRIGHT D2N30036	DART-FIRE HEADLESS SCREW 3.0X36MM AS:WRIGHT D2N30036	足部趾節固定及關節融合	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12700	FBS0925036W2	無
1371	達凡小骨釘 DART-FIRE HEADLESS SCREW 3.0X38MM AS:WRIGHT D2N30038	DART-FIRE HEADLESS SCREW 3.0X38MM AS:WRIGHT D2N30038	足部趾節固定及關節融合	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12700	FBS0925036W2	無
1372	達凡小骨釘 DART-FIRE HEADLESS SCREW 3.0X32MM AS:WRIGHT D2N30032	DART-FIRE HEADLESS SCREW 3.0X32MM AS:WRIGHT D2N30032	足部趾節固定及關節融合	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12700	FBS0925036W2	無
1373	艾瑞格可吸收性人工骨泥 A-GRIX RESORBABLE BONE VOID FILLER 10CC AS:FORMOSA AGM0110	A-GRIX RESORBABLE BONE VOID FILLER 10CC AS:FORMOSA AGM0110	艾瑞格可吸收性人工骨泥適用於填充各種骨骼缺損部位(包括：四肢、脊椎、與恥骨等)，該部位不影響骨骼本身穩定性，而這些缺損可能是手術或骨創傷造成的缺損；本產品具生物相容性與可生物吸收性，並可用於感染部位。	可能的副作用包括但不侷限於下列各項：1. 傷口副作用包括：血腫、患處引流、骨折、感染及其他一般手術會遇到的副作用。2. A-GRIX植入硬化後的破裂或突出，合併或單獨產生各種碎屑。3. 患處骨頭變形。4. 不完整或缺少骨長入空間。	艾瑞格可吸收性人工骨泥適用於填充各種骨骼缺損部位(包括：四肢、脊椎、與恥骨等)，該部位不影響骨骼本身穩定性，而這些缺損可能是手術或骨創傷造成的缺損；本產品具生物相容性與可生物吸收性，並可用於感染部位。	無	74000	FBZ002960001	如同所有的手術的注意事項一樣，術前應留意病患本身可能影響術後結果的各種因素，應事先小心處理，包括：各種病理性的出血異常、期類固醇治療、免疫抑制治療或高劑量的放射治療等。使用本產品請依照所提供的操作及使用資訊。
1374	阿伐泰克脊椎連接系統 脊椎萬向螺絲 Φ5.5 LENGTH 35MM AS:ALPHATEC 12VTLP55-35 紫色	ISOBAR TTL VERTEBRAL CONNECTION SYSTEMS POLYAXIAL SCREW Φ5.5 LENGTH 35MM AS:ALPHATEC 12VTLP55-35 紫色	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	1.感染.2.對本產品材質不耐.3.元件的塌陷、變形及/或斷裂.4.鄰鄰骨接合處脊椎間盤的損傷.5.硬膜及/或神經根損傷	傳統脊椎融合性手術後，脊椎活動會受限，而ISOBAR脊椎連接系統因螺桿特殊三向微動設計，可達到縱向微伸縮及前後側向4.5°動態的穩定控制，並提供壓力分散負擔，減少骨頭/骨釘間壓力和骨釘/固定桿界面壓力，以避免發生骨釘鬆脫或骨釘斷裂。	健保給付為傳統脊椎融合性手術。1.手術後，脊椎融合之節段無法活動，且無法再恢復。.2.手術時需採用手動工具，調整骨板彎曲角度，生理曲線角度不易掌握及回復，可能加重鄰近節段的壓力而產生退化性病變。	5700	FBSF4BAR4SL2	無
1375	阿伐泰克脊椎連接系統 脊椎萬向螺絲 φ5.5 LENGTH 40MM AS:ALPHATEC 12VTLP55-40 紫色	ISOBAR TTL VERTEBRAL CONNECTION SYSTEMS POLYAXIAL SCREW Φ5.5 LENGTH 40MM AS:ALPHATEC 12VTLP55-40 紫色	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	1.感染.2.對本產品材質不耐.3.元件的塌陷、變形及/或斷裂.4.鄰鄰骨接合處脊椎間盤的損傷.5.硬膜及/或神經根損傷	傳統脊椎融合性手術後，脊椎活動會受限，而ISOBAR脊椎連接系統因螺桿特殊三向微動設計，可達到縱向微伸縮及前後側向4.5°動態的穩定控制，並提供壓力分散負擔，減少骨頭/骨釘間壓力和骨釘/固定桿界面壓力，以避免發生骨釘鬆脫或骨釘斷裂。	健保給付為傳統脊椎融合性手術。1.手術後，脊椎融合之節段無法活動，且無法再恢復。.2.手術時需採用手動工具，調整骨板彎曲角度，生理曲線角度不易掌握及回復，可能加重鄰近節段的壓力而產生退化性病變。	5700	FBSF4BAR4SL2	無
1376	阿伐泰克脊椎連接系統 脊椎萬向螺絲 φ5.5 LENGTH 45MM AS:ALPHATEC 12VTLP55-45 紫色	ISOBAR TTL VERTEBRAL CONNECTION SYSTEMS POLYAXIAL SCREW Φ5.5 LENGTH 45MM AS:ALPHATEC 12VTLP55-45 紫色	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	1.感染.2.對本產品材質不耐.3.元件的塌陷、變形及/或斷裂.4.鄰鄰骨接合處脊椎間盤的損傷.5.硬膜及/或神經根損傷	傳統脊椎融合性手術後，脊椎活動會受限，而ISOBAR脊椎連接系統因螺桿特殊三向微動設計，可達到縱向微伸縮及前後側向4.5°動態的穩定控制，並提供壓力分散負擔，減少骨頭/骨釘間壓力和骨釘/固定桿界面壓力，以避免發生骨釘鬆脫或骨釘斷裂。	健保給付為傳統脊椎融合性手術。1.手術後，脊椎融合之節段無法活動，且無法再恢復。.2.手術時需採用手動工具，調整骨板彎曲角度，生理曲線角度不易掌握及回復，可能加重鄰近節段的壓力而產生退化性病變。	5700	FBSF4BAR4SL2	無

1377	阿伐泰克脊椎連接系統 脊椎萬向螺絲 φ6.2 LENGTH 40MM AS:ALPHATEC 12VTLP62-40 銀色	ISOBAR TTL VERTEBRAL CONNECTION SYSTEMS POLYAXIAL SCREW Φ6.2 LENGTH 40MM AS:ALPHATEC 12VTLP62-40 銀色	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	1.感染,2.對本產品材質不耐,3.元件的塌陷、變形及/或斷裂,4.鄰鄰骨接合處脊椎間盤的損傷,5.硬膜及/或神經根損傷	傳統脊椎融合性手術後，脊椎活動會受限，而ISOBAR脊椎連接系統因螺桿特殊三向微動設計，可達到縱向微伸縮及前後側向4.5°動態的穩定控制，並提供壓力分散負擔，減少骨頭/骨釘間壓力和骨釘/固定桿界面壓力，以避免發生骨釘鬆脫或骨釘斷裂。	健保給付為傳統脊椎融合性手術，1.手術後，脊椎融合之節段無法活動，且無法再恢復。,2.手術時需採用手動工具，調整骨板彎曲角度，生理曲線角度不易掌握及回復，可能加重鄰近節段的壓力而產生退化性病變。	5700	FBSF4BAR4SL2	無
1378	阿伐泰克 脊椎連接系統 脊椎萬向螺絲 φ6.2 LENGTH 45MM AS:ALPHATEC 12VTLP62-45 銀色	ISOBAR TTL VERTEBRAL CONNECTION SYSTEMS POLYAXIAL SCREW Φ6.2 LENGTH 45MM AS:ALPHATEC 12VTLP62-45 銀色	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	1.感染,2.對本產品材質不耐,3.元件的塌陷、變形及/或斷裂,4.鄰鄰骨接合處脊椎間盤的損傷,5.硬膜及/或神經根損傷	傳統脊椎融合性手術後，脊椎活動會受限，而ISOBAR脊椎連接系統因螺桿特殊三向微動設計，可達到縱向微伸縮及前後側向4.5°動態的穩定控制，並提供壓力分散負擔，減少骨頭/骨釘間壓力和骨釘/固定桿界面壓力，以避免發生骨釘鬆脫或骨釘斷裂。	健保給付為傳統脊椎融合性手術，1.手術後，脊椎融合之節段無法活動，且無法再恢復。,2.手術時需採用手動工具，調整骨板彎曲角度，生理曲線角度不易掌握及回復，可能加重鄰近節段的壓力而產生退化性病變。	5700	FBSF4BAR4SL2	無
1379	阿伐泰克 脊椎連接系統 脊椎萬向螺絲 φ6.2 LENGTH 50MM AS:ALPHATEC 12VTLP62-50 銀色	ISOBAR TTL VERTEBRAL CONNECTION SYSTEMS POLYAXIAL SCREW Φ6.2 LENGTH 50MM AS:ALPHATEC 12VTLP62-50 銀色	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	1.感染,2.對本產品材質不耐,3.元件的塌陷、變形及/或斷裂,4.鄰鄰骨接合處脊椎間盤的損傷,5.硬膜及/或神經根損傷	傳統脊椎融合性手術後，脊椎活動會受限，而ISOBAR脊椎連接系統因螺桿特殊三向微動設計，可達到縱向微伸縮及前後側向4.5°動態的穩定控制，並提供壓力分散負擔，減少骨頭/骨釘間壓力和骨釘/固定桿界面壓力，以避免發生骨釘鬆脫或骨釘斷裂。	健保給付為傳統脊椎融合性手術，1.手術後，脊椎融合之節段無法活動，且無法再恢復。,2.手術時需採用手動工具，調整骨板彎曲角度，生理曲線角度不易掌握及回復，可能加重鄰近節段的壓力而產生退化性病變。	5700	FBSF4BAR4SL2	無
1380	阿伐泰克 脊椎連接系統 脊椎萬向螺絲 φ6.2 LENGTH 55MM AS:ALPHATEC 12VTLP62-55 銀色	ISOBAR TTL VERTEBRAL CONNECTION SYSTEMS POLYAXIAL SCREW Φ6.2 LENGTH 55MM AS:ALPHATEC 12VTLP62-55 銀色	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	1.感染,2.對本產品材質不耐,3.元件的塌陷、變形及/或斷裂,4.鄰鄰骨接合處脊椎間盤的損傷,5.硬膜及/或神經根損傷	傳統脊椎融合性手術後，脊椎活動會受限，而ISOBAR脊椎連接系統因螺桿特殊三向微動設計，可達到縱向微伸縮及前後側向4.5°動態的穩定控制，並提供壓力分散負擔，減少骨頭/骨釘間壓力和骨釘/固定桿界面壓力，以避免發生骨釘鬆脫或骨釘斷裂。	健保給付為傳統脊椎融合性手術，1.手術後，脊椎融合之節段無法活動，且無法再恢復。,2.手術時需採用手動工具，調整骨板彎曲角度，生理曲線角度不易掌握及回復，可能加重鄰近節段的壓力而產生退化性病變。	5700	FBSF4BAR4SL2	無
1381	阿伐泰克 脊椎連接系統 脊椎萬向螺絲 φ7 LENGTH 35MM AS:ALPHATEC 12VTLP70-35 金色	ISOBAR TTL VERTEBRAL CONNECTION SYSTEMS POLYAXIAL SCREW Φ7 LENGTH 35MM AS:ALPHATEC 12VTLP70-35 金色	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	1.感染,2.對本產品材質不耐,3.元件的塌陷、變形及/或斷裂,4.鄰鄰骨接合處脊椎間盤的損傷,5.硬膜及/或神經根損傷	傳統脊椎融合性手術後，脊椎活動會受限，而ISOBAR脊椎連接系統因螺桿特殊三向微動設計，可達到縱向微伸縮及前後側向4.5°動態的穩定控制，並提供壓力分散負擔，減少骨頭/骨釘間壓力和骨釘/固定桿界面壓力，以避免發生骨釘鬆脫或骨釘斷裂。	健保給付為傳統脊椎融合性手術，1.手術後，脊椎融合之節段無法活動，且無法再恢復。,2.手術時需採用手動工具，調整骨板彎曲角度，生理曲線角度不易掌握及回復，可能加重鄰近節段的壓力而產生退化性病變。	5700	FBSF4BAR4SL2	無
1382	阿伐泰克 脊椎連接系統 脊椎萬向螺絲 φ7 LENGTH 40MM AS:ALPHATEC 12VTLP70-40 金色	ISOBAR TTL VERTEBRAL CONNECTION SYSTEMS POLYAXIAL SCREW Φ7 LENGTH 40MM AS:ALPHATEC 12VTLP70-40 金色	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	1.感染,2.對本產品材質不耐,3.元件的塌陷、變形及/或斷裂,4.鄰鄰骨接合處脊椎間盤的損傷,5.硬膜及/或神經根損傷	傳統脊椎融合性手術後，脊椎活動會受限，而ISOBAR脊椎連接系統因螺桿特殊三向微動設計，可達到縱向微伸縮及前後側向4.5°動態的穩定控制，並提供壓力分散負擔，減少骨頭/骨釘間壓力和骨釘/固定桿界面壓力，以避免發生骨釘鬆脫或骨釘斷裂。	健保給付為傳統脊椎融合性手術，1.手術後，脊椎融合之節段無法活動，且無法再恢復。,2.手術時需採用手動工具，調整骨板彎曲角度，生理曲線角度不易掌握及回復，可能加重鄰近節段的壓力而產生退化性病變。	5700	FBSF4BAR4SL2	無
1383	阿伐泰克 脊椎連接系統 脊椎萬向螺絲 φ7 LENGTH 45MM AS:ALPHATEC 12VTLP70-45 金色	ISOBAR TTL VERTEBRAL CONNECTION SYSTEMS POLYAXIAL SCREW Φ7 LENGTH 45MM AS:ALPHATEC 12VTLP70-45 金色	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	1.感染,2.對本產品材質不耐,3.元件的塌陷、變形及/或斷裂,4.鄰鄰骨接合處脊椎間盤的損傷,5.硬膜及/或神經根損傷	傳統脊椎融合性手術後，脊椎活動會受限，而ISOBAR脊椎連接系統因螺桿特殊三向微動設計，可達到縱向微伸縮及前後側向4.5°動態的穩定控制，並提供壓力分散負擔，減少骨頭/骨釘間壓力和骨釘/固定桿界面壓力，以避免發生骨釘鬆脫或骨釘斷裂。	健保給付為傳統脊椎融合性手術，1.手術後，脊椎融合之節段無法活動，且無法再恢復。,2.手術時需採用手動工具，調整骨板彎曲角度，生理曲線角度不易掌握及回復，可能加重鄰近節段的壓力而產生退化性病變。	5700	FBSF4BAR4SL2	無
1384	阿伐泰克 脊椎連接系統 脊椎萬向螺絲 φ7 LENGTH 50MM AS:ALPHATEC 12VTLP70-50 金色	ISOBAR TTL VERTEBRAL CONNECTION SYSTEMS POLYAXIAL SCREW Φ7 LENGTH 50MM AS:ALPHATEC 12VTLP70-50 金色	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	1.感染,2.對本產品材質不耐,3.元件的塌陷、變形及/或斷裂,4.鄰鄰骨接合處脊椎間盤的損傷,5.硬膜及/或神經根損傷	傳統脊椎融合性手術後，脊椎活動會受限，而ISOBAR脊椎連接系統因螺桿特殊三向微動設計，可達到縱向微伸縮及前後側向4.5°動態的穩定控制，並提供壓力分散負擔，減少骨頭/骨釘間壓力和骨釘/固定桿界面壓力，以避免發生骨釘鬆脫或骨釘斷裂。	健保給付為傳統脊椎融合性手術，1.手術後，脊椎融合之節段無法活動，且無法再恢復。,2.手術時需採用手動工具，調整骨板彎曲角度，生理曲線角度不易掌握及回復，可能加重鄰近節段的壓力而產生退化性病變。	5700	FBSF4BAR4SL2	無
1385	阿伐泰克 脊椎連接系統 脊椎萬向螺絲 φ7 LENGTH 55MM AS:ALPHATEC 12VTLP70-55 金色	ISOBAR TTL VERTEBRAL CONNECTION SYSTEMS POLYAXIAL SCREW Φ7 LENGTH 55MM AS:ALPHATEC 12VTLP70-55 金色	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	1.感染,2.對本產品材質不耐,3.元件的塌陷、變形及/或斷裂,4.鄰鄰骨接合處脊椎間盤的損傷,5.硬膜及/或神經根損傷	傳統脊椎融合性手術後，脊椎活動會受限，而ISOBAR脊椎連接系統因螺桿特殊三向微動設計，可達到縱向微伸縮及前後側向4.5°動態的穩定控制，並提供壓力分散負擔，減少骨頭/骨釘間壓力和骨釘/固定桿界面壓力，以避免發生骨釘鬆脫或骨釘斷裂。	健保給付為傳統脊椎融合性手術，1.手術後，脊椎融合之節段無法活動，且無法再恢復。,2.手術時需採用手動工具，調整骨板彎曲角度，生理曲線角度不易掌握及回復，可能加重鄰近節段的壓力而產生退化性病變。	5700	FBSF4BAR4SL2	無
1386	賽恩司脊椎連接系統 脊椎連接桿 Φ5.5L 55MM AS:SCIENT'X 12TGN55-55	ISOBAR TTL VERTEBRAL CONNECTION SYSTEMS SEMI-RIGID ROD Φ5.5L 55MM AS:SCIENT'X 12TGN55-55	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	1.感染,2.對本產品材質不耐,3.元件的塌陷、變形及/或斷裂,4.鄰鄰骨接合處脊椎間盤的損傷,5.硬膜及/或神經根損傷	傳統脊椎融合性手術後，脊椎活動會受限，而ISOBAR脊椎連接系統因螺桿特殊三向微動設計，可達到縱向微伸縮及前後側向4.5°動態的穩定控制，並提供壓力分散負擔，減少骨頭/骨釘間壓力和骨釘/固定桿界面壓力，以避免發生骨釘鬆脫或骨釘斷裂。	健保給付為傳統脊椎融合性手術，1.手術後，脊椎融合之節段無法活動，且無法再恢復。,2.手術時需採用手動工具，調整骨板彎曲角度，生理曲線角度不易掌握及回復，可能加重鄰近節段的壓力而產生退化性病變。	40000	FBZ023025001	無
1387	賽恩司脊椎連接系統 脊椎連接桿 Φ5.5L 65MM AS:SCIENT'X 12TGN55-65	ISOBAR TTL VERTEBRAL CONNECTION SYSTEMS SEMI-RIGID ROD Φ5.5L 65MM AS:SCIENT'X 12TGN55-65	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	1.感染,2.對本產品材質不耐,3.元件的塌陷、變形及/或斷裂,4.鄰鄰骨接合處脊椎間盤的損傷,5.硬膜及/或神經根損傷	傳統脊椎融合性手術後，脊椎活動會受限，而ISOBAR脊椎連接系統因螺桿特殊三向微動設計，可達到縱向微伸縮及前後側向4.5°動態的穩定控制，並提供壓力分散負擔，減少骨頭/骨釘間壓力和骨釘/固定桿界面壓力，以避免發生骨釘鬆脫或骨釘斷裂。	健保給付為傳統脊椎融合性手術，1.手術後，脊椎融合之節段無法活動，且無法再恢復。,2.手術時需採用手動工具，調整骨板彎曲角度，生理曲線角度不易掌握及回復，可能加重鄰近節段的壓力而產生退化性病變。	40000	FBZ023025001	無
1388	賽恩司脊椎連接系統 脊椎連接桿 Φ5.5L 85MM AS:SCIENT'X 12TGN55-85	ISOBAR TTL VERTEBRAL CONNECTION SYSTEMS SEMI-RIGID ROD Φ5.5L 85MM AS:SCIENT'X 12TGN55-85	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	1.感染,2.對本產品材質不耐,3.元件的塌陷、變形及/或斷裂,4.鄰鄰骨接合處脊椎間盤的損傷,5.硬膜及/或神經根損傷	傳統脊椎融合性手術後，脊椎活動會受限，而ISOBAR脊椎連接系統因螺桿特殊三向微動設計，可達到縱向微伸縮及前後側向4.5°動態的穩定控制，並提供壓力分散負擔，減少骨頭/骨釘間壓力和骨釘/固定桿界面壓力，以避免發生骨釘鬆脫或骨釘斷裂。	健保給付為傳統脊椎融合性手術，1.手術後，脊椎融合之節段無法活動，且無法再恢復。,2.手術時需採用手動工具，調整骨板彎曲角度，生理曲線角度不易掌握及回復，可能加重鄰近節段的壓力而產生退化性病變。	47250	FBZ023025002	無
1389	彈性髓內釘植入物 TITANIUM ELASTIC NAIL 4.0X440MM AS:MATHYS 475.940	TITANIUM ELASTIC NAIL 4.0X440MM AS:MATHYS 475.940	阻斷周圍血管或降低血流流速	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	8700	FBZ009878001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
1390	賽恩司脊椎連接系統 脊椎連接桿 Φ5.5L 130MM AS:SCIENT'X 12TGN55-130	ISOBAR TTL VERTEBRAL CONNECTION SYSTEMS SEMI-RIGID ROD Φ5.5L 130MM AS:SCIENT'X 12TGN55-130	阻斷周圍血管或降低血流流速	1.感染,2.對本產品材質不耐,3.元件的塌陷、變形及/或斷裂,4.鄰鄰骨接合處脊椎間盤的損傷,5.硬膜及/或神經根損傷	傳統脊椎融合性手術後，脊椎活動會受限，而ISOBAR脊椎連接系統因螺桿特殊三向微動設計，可達到縱向微伸縮及前後側向4.5°動態的穩定控制，並提供壓力分散負擔，減少骨頭/骨釘間壓力和骨釘/固定桿界面壓力，以避免發生骨釘鬆脫或骨釘斷裂。	健保給付為傳統脊椎融合性手術，1.手術後，脊椎融合之節段無法活動，且無法再恢復。,2.手術時需採用手動工具，調整骨板彎曲角度，生理曲線角度不易掌握及回復，可能加重鄰近節段的壓力而產生退化性病變。	46250	FBZ023025002	無
1391	可復適脊突間植入物 COFLEX INTERSPINOUS IMPLANTS 8MM AS:PARADIGM SPINE UAI00008	COFLEX INTERSPINOUS IMPLANTS 8MM AS:PARADIGM SPINE UAI00008	急、慢性傷口，長期不易癒合之傷口。	如發生感染可能導致治療失敗	Coflex從側面看過去就像一個"U"字 (Fig 3)。主體為鈦合金，其上下各有一個夾子(clip)固定於棘突處，可提供腰椎在屈曲與伸展狀態下的穩定度。	目前無相關健保給付品項	86000	S2018422001	不適用於脊椎滑脫、骨質疏鬆。
1392	彈性髓內釘植入物 TITANIUM ELASTIC NAIL 2.0X440MM AS:MATHYS 475.920	TITANIUM ELASTIC NAIL 2.0X440MM AS:MATHYS 475.920	急、慢性傷口，長期不易癒合之傷口。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	8700	FBZ009878001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
1393	彈性髓內釘植入物 TITANIUM ELASTIC NAIL 2.5X440MM AS:MATHYS 475.925	TITANIUM ELASTIC NAIL 2.5X440MM AS:MATHYS 475.925	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	8700	FBZ009878001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
1394	彈性髓內釘植入物 TITANIUM ELASTIC NAIL 3.0X440MM AS:MATHYS 475.930	TITANIUM ELASTIC NAIL 3.0X440MM AS:MATHYS 475.930	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	8700	FBZ009878001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
1395	彈性髓內釘植入物 TITANIUM ELASTIC NAIL 3.5X440MM AS:MATHYS 475.935	TITANIUM ELASTIC NAIL 3.5X440MM AS:MATHYS 475.935	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	8700	FBZ009878001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。

1396	多孔鉭金屬錐體替代系統 ANGLED TM-S FUSION DEVICE 11*14 8MM AS:ZIMMER 06-101-02081	ANGLED TM-S FUSION DEVICE 11*14 8MM AS:ZIMMER 06-101-02081	適用於脊椎退化疾病之椎間融合.	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	本產品提供更好的椎間融合穩定度及骨骼融合速度	本產品提供較健保給付衛材更好的椎間融合穩定度及骨骼融合速度	50000	FBZ023047001	無
1397	可復適脊突間植入物 COFLEX INTERSPINOUS IMPLANTS 10MM AS:PARADIGM SPINE UAI00010	COFLEX INTERSPINOUS IMPLANTS 10MM AS:PARADIGM SPINE UAI00010	相鄰兩節的面關節及椎弓距離拉開後，也會減輕神經孔及 lateral recess 的狹窄。 WALLIS (腰椎棘突間支架)根據這樣的原理，置放於有症狀的節段(symptomatic level)，用來阻斷腰椎的伸展動作，並維持相對屈曲的位置，進而達到症狀緩解的目的。	如發生感染可能導致治療失敗	Coflex從側面看過去就像一個"U"字 (Fig 3)。主體為鈦合金，其上下各有一個夾子(clip)固定於棘突處，可提供腰椎在屈曲與伸展狀態下的穩定度。	目前無相關健保給付品項	86000	S2018422001	不適用於脊椎滑脫、骨質疏鬆。
1398	可復適脊突間植入物 COFLEX INTERSPINOUS IMPLANTS 12MM AS:PARADIGM SPINE UAI00012	COFLEX INTERSPINOUS IMPLANTS 12MM AS:PARADIGM SPINE UAI00012	相鄰兩節的面關節及椎弓距離拉開後，也會減輕神經孔及 lateral recess 的狹窄。 WALLIS (腰椎棘突間支架)根據這樣的原理，置放於有症狀的節段(symptomatic level)，用來阻斷腰椎的伸展動作，並維持相對屈曲的位置，進而達到症狀緩解的目的。	如發生感染可能導致治療失敗	Coflex從側面看過去就像一個"U"字 (Fig 3)。主體為鈦合金，其上下各有一個夾子(clip)固定於棘突處，可提供腰椎在屈曲與伸展狀態下的穩定度。	目前無相關健保給付品項	86000	S2018422001	不適用於脊椎滑脫、骨質疏鬆。
1399	可復適脊突間植入物 COFLEX INTERSPINOUS IMPLANTS 14MM AS:PARADIGM SPINE UAI00014	COFLEX INTERSPINOUS IMPLANTS 14MM AS:PARADIGM SPINE UAI00014	相鄰兩節的面關節及椎弓距離拉開後，也會減輕神經孔及 lateral recess 的狹窄。 WALLIS (腰椎棘突間支架)根據這樣的原理，置放於有症狀的節段(symptomatic level)，用來阻斷腰椎的伸展動作，並維持相對屈曲的位置，進而達到症狀緩解的目的。	如發生感染可能導致治療失敗	Coflex從側面看過去就像一個"U"字 (Fig 3)。主體為鈦合金，其上下各有一個夾子(clip)固定於棘突處，可提供腰椎在屈曲與伸展狀態下的穩定度。	目前無相關健保給付品項	86000	S2018422001	不適用於脊椎滑脫、骨質疏鬆。
1400	多孔鉭金屬錐體替代系統 ANGLED TM-S FUSION DEVICE 11*14 7MM AS:ZIMMER 06-101-02071	ANGLED TM-S FUSION DEVICE 11*14 7MM AS:ZIMMER 06-101-02071	適用於脊椎退化疾病之椎間融合.	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	本產品提供更好的椎間融合穩定度及骨骼融合速度	本產品提供較健保給付衛材更好的椎間融合穩定度及骨骼融合速度	50000	FBZ023047001	無
1401	多孔鉭金屬錐體替代系統 ANGLED TM-S FUSION DEVICE 11*11 6MM AS:ZIMMER 06-101-01061	ANGLED TM-S FUSION DEVICE 11*11 6MM AS:ZIMMER 06-101-01061	適用於脊椎退化疾病，例如椎間盤病變，脊椎滑脫變形與脊椎關節退化性疾病之椎間融合。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可，植入物本身對人體無副作用。	其結構與人體骨骼結構相似，可提供更快的骨骼融合速度及更好的椎間融合穩定度。	無健保品項可選擇，可提供更好的椎間融合穩定度及骨骼融合速度。	50000	FBZ023047001	無
1402	多孔鉭金屬錐體替代系統 ANGLED TM-S FUSION DEVICE 11*11 7MM AS:ZIMMER 06-101-01071	ANGLED TM-S FUSION DEVICE 11*11 7MM AS:ZIMMER 06-101-01071	適用於脊椎退化疾病，例如椎間盤病變，脊椎滑脫變形與脊椎關節退化性疾病之椎間融合。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可，植入物本身對人體無副作用。	其結構與人體骨骼結構相似，可提供更快的骨骼融合速度及更好的椎間融合穩定度。	無健保品項可選擇，可提供更好的椎間融合穩定度及骨骼融合速度。	50000	FBZ023047001	無
1403	多孔鉭金屬錐體替代系統 ANGLED TM-S FUSION DEVICE 11*11 8MM AS:ZIMMER 06-101-01081	ANGLED TM-S FUSION DEVICE 11*11 8MM AS:ZIMMER 06-101-01081	適用於脊椎退化疾病，例如椎間盤病變，脊椎滑脫變形與脊椎關節退化性疾病之椎間融合。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可，植入物本身對人體無副作用。	其結構與人體骨骼結構相似，可提供更快的骨骼融合速度及更好的椎間融合穩定度。	無健保品項可選擇，可提供更好的椎間融合穩定度及骨骼融合速度。	50000	FBZ023047001	無
1404	多孔鉭金屬錐體替代系統(空心 4°) TM-500 10X23 ANGLED SLOTTED 10MM AS:ZIMMER 06-165-02101	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM TM-500 10X23 ANGLED SLOTTED 10MM AS:ZIMMER 06-165-02101	適用於脊椎退化疾病之椎間融合.	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	本產品提供更好的椎間融合穩定度及骨骼融合速度	本產品提供較健保給付衛材更好的椎間融合穩定度及骨骼融合速度	50000	FBZ018297003	無
1405	多孔鉭金屬錐體替代系統 ANGLED TM-S FUSION DEVICE 11*14 5MM AS:ZIMMER 06-101-02051	ANGLED TM-S FUSION DEVICE 11*14 5MM AS:ZIMMER 06-101-02051	適用於脊椎退化疾病之椎間融合.	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	本產品提供更好的椎間融合穩定度及骨骼融合速度	本產品提供較健保給付衛材更好的椎間融合穩定度及骨骼融合速度	50000	FBZ023047001	無
1406	多孔鉭金屬錐體替代系統 ANGLED TM-S FUSION DEVICE 11*11 5MM AS:ZIMMER 06-101-01051	ANGLED TM-S FUSION DEVICE 11*11 5MM AS:ZIMMER 06-101-01051	適用於脊椎退化疾病之椎間融合.	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	本產品提供更好的椎間融合穩定度及骨骼融合速度	本產品提供較健保給付衛材更好的椎間融合穩定度及骨骼融合速度	50000	FBZ023047001	無
1407	多孔鉭金屬錐體替代系統 ANGLED TM-S FUSION DEVICE 11*14 6MM AS:ZIMMER 06-101-02061	ANGLED TM-S FUSION DEVICE 11*14 6MM AS:ZIMMER 06-101-02061	適用於脊椎退化疾病之椎間融合.	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	本產品提供更好的椎間融合穩定度及骨骼融合速度	本產品提供較健保給付衛材更好的椎間融合穩定度及骨骼融合速度	50000	FBZ023047001	無
1408	多孔鉭金屬錐體替代系統(實心) TM-500 10X23 PARALLEL 8MM AS:ZIMMER 06-165-01081	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM TM-500 10X23 PARALLEL8MM AS:ZIMMER 06-165-01081	適用於脊椎退化疾病之椎間融合.	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	本產品提供更好的椎間融合穩定度及骨骼融合速度	本產品提供較健保給付衛材更好的椎間融合穩定度及骨骼融合速度	50000	FBZ018297003	無
1409	多孔鉭金屬錐體替代系統(實心) TM-500 10X23 PARALLEL 10MM AS:ZIMMER 06-165-01101	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM TM-500 10X23 PARALLEL10MM AS:ZIMMER 06-165-01101	適用於脊椎退化疾病之椎間融合.	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	本產品提供更好的椎間融合穩定度及骨骼融合速度	本產品提供較健保給付衛材更好的椎間融合穩定度及骨骼融合速度	50000	FBZ018297003	無
1410	多孔鉭金屬錐體替代系統(實心) TM-500 10X23 PARALLEL 12MM AS:ZIMMER 06-165-01121	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM TM-500 10X23 PARALLEL12MM AS:ZIMMER 06-165-01121	適用於脊椎退化疾病之椎間融合.	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	本產品提供更好的椎間融合穩定度及骨骼融合速度	本產品提供較健保給付衛材更好的椎間融合穩定度及骨骼融合速度	50000	FBZ018297003	無
1411	多孔鉭金屬錐體替代系統 ANGLED TM-S FUSION DEVICE 11*14 10MM AS:ZIMMER 06-101-02101	ANGLED TM-S FUSION DEVICE 11*14 10MM AS:ZIMMER 06-101-02101	適用於脊椎退化疾病，例如椎間盤病變，脊椎滑脫變形與脊椎關節退化性疾病之椎間融合。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可，植入物本身對人體無副作用。	其結構與人體骨骼結構相似，可提供更快的骨骼融合速度及更好的椎間融合穩定度。	無健保品項可選擇，可提供更好的椎間融合穩定度及骨骼融合速度。	50000	FBZ023047001	無
1412	多孔鉭金屬錐體替代系統 ANGLED TM-S FUSION DEVICE 11*14 9MM AS:ZIMMER 06-101-02091	ANGLED TM-S FUSION DEVICE 11*14 9MM AS:ZIMMER 06-101-02091	適用於脊椎退化疾病，例如椎間盤病變，脊椎滑脫變形與脊椎關節退化性疾病之椎間融合。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可，植入物本身對人體無副作用。	其結構與人體骨骼結構相似，可提供更快的骨骼融合速度及更好的椎間融合穩定度。	無健保品項可選擇，可提供更好的椎間融合穩定度及骨骼融合速度。	50000	FBZ023047001	無
1413	多孔鉭金屬錐體替代系統(實心) TM-500 10X23 PARALLEL 14MM AS:ZIMMER 06-165-01141	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM TM-500 10X23 PARALLEL14MM AS:ZIMMER 06-165-01141	適用於脊椎退化疾病之椎間融合.	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	本產品提供更好的椎間融合穩定度及骨骼融合速度	本產品提供較健保給付衛材更好的椎間融合穩定度及骨骼融合速度	50000	FBZ018297003	無
1414	丹妮絲脊椎系統DYNESYS SPINAL SYSTEM MOD SPACERUNIVERSAL STERILE AS:ZIMMER 01.03706.045	DYNESYS SPINAL SYSTEM MOD SPACERUNIVERSAL STERILE AS:ZIMMER 01.03706.045	原發性椎間盤病變（椎關節病）與脊椎關節退化性疾病	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	15000	FBZ014381005	無
1415	丹妮絲脊椎系統DYNESYS SPINAL SYSTEM CORD 100MMSTERILE PKDG AS:ZIMMER 01.03730.100	DYNESYS SPINAL SYSTEM CORD 100MMSTERILE PKDG AS:ZIMMER 01.03730.100	椎間盤病變，輕中度脊椎滑脫變形與脊椎關節退化性疾病。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可，植入物本身對人體無副作用。	椎間盤病變，輕中度脊椎滑脫變形與脊椎關節退化性疾病。	無健保品項可選擇，可降低病患術後的僵硬不適感。	41000	FBZ014381006	嚴重變形，長節之病患不適合使用，骨質疏鬆嚴重之病患要注意可能容易鋼釘鬆脫。
1416	丹妮絲脊椎系統DYNESYS SPINAL SYSTEM CORD 200MMSTERILE PKDG AS:ZIMMER 01.03730.200	DYNESYS SPINAL SYSTEM CORD 200MMSTERILE PKDG AS:ZIMMER 01.03730.200	椎間盤病變，輕中度脊椎滑脫變形與脊椎關節退化性疾病。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可，植入物本身對人體無副作用。	椎間盤病變，輕中度脊椎滑脫變形與脊椎關節退化性疾病。	無健保品項可選擇，可降低病患術後的僵硬不適感。	41000	FBZ014381006	嚴重變形，長節之病患不適合使用，骨質疏鬆嚴重之病患要注意可能容易鋼釘鬆脫。
1417	多孔鉭金屬錐體替代系統(空心 4°) TM-500 10X23 ANGLED SLOTTED 14MM AS:ZIMMER 06-165-02141	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM TM-500 10X23 ANGLED SLOTTED 14MM AS:ZIMMER 06-165-02141	適用於脊椎退化疾病之椎間融合.	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	本產品提供更好的椎間融合穩定度及骨骼融合速度	本產品提供較健保給付衛材更好的椎間融合穩定度及骨骼融合速度	50000	FBZ018297003	無
1418	丹妮絲脊椎系統 DYNESYS SPINAL SYSTEM CORD 100 LIS BAND AS:ZIMMER 01.03731.100	DYNESYS SPINAL SYSTEM CORD 100 LIS BAND AS:ZIMMER 01.03731.100	原發性椎間盤病變（椎關節病）與脊椎關節退化性疾病	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	41000	FBZ014381006	無
1419	丹妮絲脊椎系統DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW6.0X35MM AS:ZIMMER 01.03760.035	DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW6.0X35MM AS:ZIMMER 01.03760.035	椎間盤病變，輕中度脊椎滑脫變形與脊椎關節退化性疾病。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可，植入物本身對人體無副作用。	椎間盤病變，輕中度脊椎滑脫變形與脊椎關節退化性疾病。	無健保品項可選擇，可降低病患術後的僵硬不適感。	15000	FBZ014381004	嚴重變形，長節之病患不適合使用，骨質疏鬆嚴重之病患要注意可能容易鋼釘鬆脫。
1420	丹妮絲脊椎系統DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW6.0X40MM AS:ZIMMER 01.03760.040	DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW6.0X40MM AS:ZIMMER 01.03760.040	原發性椎間盤病變（椎關節病）與脊椎關節退化性疾病	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	15000	FBZ014381004	無

1421	丹妮絲脊椎系統DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW6.0X45MM AS:ZIMMER 01.03760.045	DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW6.0X45MM AS:ZIMMER 01.03760.045	原發性椎間盤病變（椎關節病）與脊椎關節退化性疾病	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	15000	FBZ014381004	無
1422	丹妮絲脊椎系統 DYNESYS SPINAL SYSTEM CORD 200 LIS BAND AS:ZIMMER 01.03731.200	DYNESYS SPINAL SYSTEM CORD 200 LIS BAND AS:ZIMMER 01.03731.200	原發性椎間盤病變（椎關節病）與脊椎關節退化性疾病	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	41000	FBZ014381006	無
1423	丹妮絲脊椎系統DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW5.2X35MM AS:ZIMMER 01.03752.035	DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW5.2X35MM AS:ZIMMER 01.03752.035	椎間盤病變，輕中度脊椎滑脫變形與脊椎關節退化性疾病。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可，植入物本身對人體無副作用。	椎間盤病變，輕中度脊椎滑脫變形與脊椎關節退化性疾病。	無健保品項可選擇，可降低病患術後的僵硬不適感。	15000	FBZ014381004	嚴重變形，長節之病患不適合使用，骨質疏鬆嚴重之病患要注意可能容易鋼釘鬆脫。
1424	丹妮絲脊椎系統DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW6.4X45MM AS:ZIMMER 01.03764.045	DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW6.4X45MM AS:ZIMMER 01.03764.045	原發性椎間盤病變（椎關節病）與脊椎關節退化性疾病	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	15000	FBZ014381004	無
1425	丹妮絲脊椎系統DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW6.4X50MM AS:ZIMMER 01.03764.050	DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW6.4X50MM AS:ZIMMER 01.03764.050	原發性椎間盤病變（椎關節病）與脊椎關節退化性疾病	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	15000	FBZ014381004	無
1426	丹妮絲脊椎系統DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW6.0X50MM AS:ZIMMER 01.03760.050	DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW6.0X50MM AS:ZIMMER 01.03760.050	原發性椎間盤病變（椎關節病）與脊椎關節退化性疾病	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	15000	FBZ014381004	無
1427	丹妮絲脊椎系統DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW6.4X40MM AS:ZIMMER 01.03764.040	DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW6.4X40MM AS:ZIMMER 01.03764.040	原發性椎間盤病變（椎關節病）與脊椎關節退化性疾病	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	15000	FBZ014381004	無
1428	丹妮絲脊椎系統DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW6.4X55MM AS:ZIMMER 01.03764.055	DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW6.4X55MM AS:ZIMMER 01.03764.055	原發性椎間盤病變（椎關節病）與脊椎關節退化性疾病	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	15000	FBZ014381004	無
1429	丹妮絲脊椎系統DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW7.2X50MM AS:ZIMMER 01.03772.050	DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW7.2X50MM AS:ZIMMER 01.03772.050	原發性椎間盤病變（椎關節病）與脊椎關節退化性疾病	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	15000	FBZ014381004	無
1430	丹妮絲脊椎系統DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW7.2X35MM AS:ZIMMER 01.03772.035	DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW7.2X35MM AS:ZIMMER 01.03772.035	椎間盤病變，輕中度脊椎滑脫變形與脊椎關節退化性疾病。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可，植入物本身對人體無副作用。	椎間盤病變，輕中度脊椎滑脫變形與脊椎關節退化性疾病。	無健保品項可選擇，可降低病患術後的僵硬不適感。	15000	FBZ014381004	嚴重變形，長節之病患不適合使用，骨質疏鬆嚴重之病患要注意可能容易鋼釘鬆脫。
1431	丹妮絲脊椎系統DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW6.4X35MM AS:ZIMMER 01.03764.035	DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW6.4X35MM AS:ZIMMER 01.03764.035	椎間盤病變，輕中度脊椎滑脫變形與脊椎關節退化性疾病。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可，植入物本身對人體無副作用。	椎間盤病變，輕中度脊椎滑脫變形與脊椎關節退化性疾病。	無健保品項可選擇，可降低病患術後的僵硬不適感。	15000	FBZ014381004	嚴重變形，長節之病患不適合使用，骨質疏鬆嚴重之病患要注意可能容易鋼釘鬆脫。
1432	丹妮絲脊椎系統DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW7.2X45MM AS:ZIMMER 01.03772.045	DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW7.2X45MM AS:ZIMMER 01.03772.045	原發性椎間盤病變（椎關節病）與脊椎關節退化性疾病	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	15000	FBZ014381004	無
1433	丹妮絲脊椎系統DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW8.0X45MM AS:ZIMMER 01.03708.045	DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW8.0X45MM AS:ZIMMER 01.03708.045	原發性椎間盤病變（椎關節病）與脊椎關節退化性疾病	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	15000	FBZ014381004	無
1434	丹妮絲脊椎系統DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW8.0X55MM AS:ZIMMER 01.03708.055	DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW8.0X55MM AS:ZIMMER 01.03708.055	原發性椎間盤病變（椎關節病）與脊椎關節退化性疾病	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	15000	FBZ014381004	無
1435	丹妮絲脊椎系統DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW8.0X35MM AS:ZIMMER 01.03708.035	DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW8.0X35MM AS:ZIMMER 01.03708.035	原發性椎間盤病變（椎關節病）與脊椎關節退化性疾病	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	15000	FBZ014381004	無
1436	丹妮絲脊椎系統DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW8.0X40MM AS:ZIMMER 01.03708.040	DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW8.0X40MM AS:ZIMMER 01.03708.040	原發性椎間盤病變（椎關節病）與脊椎關節退化性疾病	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	15000	FBZ014381004	無
1437	丹妮絲脊椎系統DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW7.2X40MM AS:ZIMMER 01.03772.040	DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW7.2X40MM AS:ZIMMER 01.03772.040	原發性椎間盤病變（椎關節病）與脊椎關節退化性疾病	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	15000	FBZ014381004	無
1438	丹妮絲上載式脊椎螺釘 DTL CANNULATED SCREW 6.0X40MM AS：ZIMMER 01.03906.040	DTL CANNULATED SCREW 6.0X40MM AS：ZIMMER 01.03906.040	原發性椎間盤病變（椎關節病）與脊椎關節退化性疾病	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	22000	FBZ022788007	無
1439	丹妮絲上載式脊椎螺釘 DTL CANNULATED SCREW 6.0X50MM AS：ZIMMER 01.03906.050	DTL CANNULATED SCREW 6.0X50MM AS：ZIMMER 01.03906.050	原發性椎間盤病變（椎關節病）與脊椎關節退化性疾病	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	22000	FBZ022788007	無
1440	丹妮絲上載式脊椎螺釘 DTL CANNULATED SCREW 6.4X40MM AS：ZIMMER 01.03906.440	DTL CANNULATED SCREW 6.4X40MM AS：ZIMMER 01.03906.440	原發性椎間盤病變（椎關節病）與脊椎關節退化性疾病	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	22000	FBZ022788007	無
1441	丹妮絲上載式脊椎螺釘 DTL CANNULATED SCREW 6.4X55MM AS：ZIMMER 01.03906.455	DTL CANNULATED SCREW 6.4X55MM AS：ZIMMER 01.03906.455	椎間盤病變，輕中度脊椎滑脫變形與脊椎關節退化性疾病。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可，植入物本身對人體無副作用。	椎間盤病變，輕中度脊椎滑脫變形與脊椎關節退化性疾病。	無健保品項可選擇，可降低病患術後的僵硬不適感。	22000	FBZ022788007	嚴重變形，長節之病患不適合使用，骨質疏鬆嚴重之病患要注意可能容易鋼釘鬆脫。
1442	丹妮絲上載式脊椎螺釘 DTL CANNULATED SCREW 7.2X40MM AS：ZIMMER 01.03907.240	DTL CANNULATED SCREW 7.2X40MM AS：ZIMMER 01.03907.240	原發性椎間盤病變（椎關節病）與脊椎關節退化性疾病	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	22000	FBZ022788007	無
1443	丹妮絲上載式脊椎螺釘 DTL CANNULATED SCREW 7.2X45MM AS：ZIMMER 01.03907.245	DTL CANNULATED SCREW 7.2X45MM AS：ZIMMER 01.03907.245	原發性椎間盤病變（椎關節病）與脊椎關節退化性疾病	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	22000	FBZ022788007	無
1444	丹妮絲上載式脊椎螺釘 DTL CANNULATED SCREW 6.4X45MM AS：ZIMMER 01.03906.445	DTL CANNULATED SCREW 6.4X45MM AS：ZIMMER 01.03906.445	原發性椎間盤病變（椎關節病）與脊椎關節退化性疾病	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	22000	FBZ022788007	無
1445	丹妮絲上載式脊椎螺釘 DTL CANNULATED SCREW 7.2X50MM AS：ZIMMER 01.03907.250	DTL CANNULATED SCREW 7.2X50MM AS：ZIMMER 01.03907.250	原發性椎間盤病變（椎關節病）與脊椎關節退化性疾病	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	22000	FBZ022788007	無
1446	丹妮絲上載式脊椎螺釘 DTL CANNULATED SCREW 7.2X55MM AS：ZIMMER 01.03907.255	DTL CANNULATED SCREW 7.2X55MM AS：ZIMMER 01.03907.255	椎間盤病變，輕中度脊椎滑脫變形與脊椎關節退化性疾病。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可，植入物本身對人體無副作用。	椎間盤病變，輕中度脊椎滑脫變形與脊椎關節退化性疾病。	無健保品項可選擇，可降低病患術後的僵硬不適感。	22000	FBZ022788007	嚴重變形，長節之病患不適合使用，骨質疏鬆嚴重之病患要注意可能容易鋼釘鬆脫。
1447	椎體前側撐開裝置 ADD ANTERIOR DISTRACTION DEVICE 0° 12MM H:10-17MM AS:ULRICH CS 2250-12-12	ADD ANTERIOR DISTRACTION DEVICE 0° 12MM H:10-17MM AS:ULRICH CS 2250-12-12	上段脊椎(第三節頸椎到第三節胸椎)多節段滑脫、因腫瘤或骨折導致椎體破壞而進行椎體切除術後的多發性不穩定	1.病人可能因對植入物過敏而引發不正常的免疫反應。2.術後病人若無法於配合醫囑行照護及復健會，可能影響效果	椎體前側置換裝置為可旋轉撐開之金屬椎間離脊椎固定系統，對需頸椎切除者於術後可用來做椎體連結；並提供前側脊柱伸展機制，以校正脊椎剖面並穩固前側脊柱植骨穩定融合。	健保無類似品項	129000	FBZ017369001	建議病人於術後使用頸圈直到骨融合完成
1448	椎體前側撐開裝置 ADD ANTERIOR DISTRACTION DEVICE 0° 12MM H:16-25MM AS:ULRICH CS 2250-12-16	ADD ANTERIOR DISTRACTION DEVICE 0° 12MM H:16-25MM AS:ULRICH CS 2250-12-16	上段脊椎(第三節頸椎到第三節胸椎)多節段滑脫、因腫瘤或骨折導致椎體破壞而進行椎體切除術後的多發性不穩定	1.病人可能因對植入物過敏而引發不正常的免疫反應。2.術後病人若無法於配合醫囑行照護及復健會，可能影響效果	椎體前側置換裝置為可旋轉撐開之金屬椎間離脊椎固定系統，對需頸椎切除者於術後可用來做椎體連結；並提供前側脊柱伸展機制，以校正脊椎剖面並穩固前側脊柱植骨穩定融合。	健保無類似品項	129000	FBZ017369001	建議病人於術後使用頸圈直到骨融合完成
1449	椎體前側撐開裝置 ADD ANTERIOR DISTRACTION DEVICE 0° 12MM H:10-13MM AS:ULRICH CS 2250-12-10	ADD ANTERIOR DISTRACTION DEVICE 0° 12MM H:10-13MM AS:ULRICH CS 2250-12-10	上段脊椎(第三節頸椎到第三節胸椎)多節段滑脫、因腫瘤或骨折導致椎體破壞而進行椎體切除術後的多發性不穩定	1.病人可能因對植入物過敏而引發不正常的免疫反應。2.術後病人若無法於配合醫囑行照護及復健會，可能影響效果	椎體前側置換裝置為可旋轉撐開之金屬椎間離脊椎固定系統，對需頸椎切除者於術後可用來做椎體連結；並提供前側脊柱伸展機制，以校正脊椎剖面並穩固前側脊柱植骨穩定融合。	健保無類似品項	129000	FBZ017369001	建議病人於術後使用頸圈直到骨融合完成
1450	椎體前側撐開裝置 ADD ANTERIOR DISTRACTION DEVICE 0° 12MM H:39-65MM AS:ULRICH CS 2250-12-39	ADD ANTERIOR DISTRACTION DEVICE 0° 12MM H:39-65MM AS:ULRICH CS 2250-12-39	上段脊椎(第三節頸椎到第三節胸椎)多節段滑脫、因腫瘤或骨折導致椎體破壞而進行椎體切除術後的多發性不穩定	1.病人可能因對植入物過敏而引發不正常的免疫反應。2.術後病人若無法於配合醫囑行照護及復健會，可能影響效果	椎體前側置換裝置為可旋轉撐開之金屬椎間離脊椎固定系統，對需頸椎切除者於術後可用來做椎體連結；並提供前側脊柱伸展機制，以校正脊椎剖面並穩固前側脊柱植骨穩定融合。	健保無類似品項	129000	FBZ017369001	建議病人於術後使用頸圈直到骨融合完成

1451	椎體前側撐開裝置 ADD ANTERIOR DISTRACTION DEVICE 6° 12MM H:39-65MM AS:ULRICH CS 2250-12-39-6	ADD ANTERIOR DISTRACTION DEVICE 6° 12MM H:39-65MM AS:ULRICH CS 2250-12-39-6	上段脊椎(第三節頸椎到第三節胸椎)多節段滑脫、因腫瘤或骨折導致椎體破壞而進行椎體切除術後的多發性不穩定	1.病人可能因對植入物過敏而引發不正常的免疫反應。2.術後病人若無法於配合醫囑行照護及復健會，可能影響效果	椎體前側置換裝置為可旋轉撐開之金屬椎間籠脊椎固定系統，對需頸椎切除者於術後可用來做椎體連結；並提供前側脊柱伸展機制，以校正脊椎剖面並穩固前側脊柱植骨穩定融合。	健保無類似品項	129000	FBZ017369001	建議病人於術後使用頸圈直到骨融合完成
1452	歐斯密骨螺釘OSMIUN SCREW 5MM L:14MMAS:ULRICH CS 1300-14T	OSMIUM SCREW 5MM L:14MMAS:ULRICH CS 1300-14T	同椎體前側固定翼撐開裝置，需一起搭配使用。	1.病人可能因對植入物過敏而引發不正常的免疫反應。2.術後病人若無法於配合醫囑行照護及復健會，可能影響效果	同椎體前側固定翼撐開裝置，需一起搭配使用。	健保無類似品項	7700	FBZ017369002	無
1453	椎體前側撐開裝置 ADD ANTERIOR DISTRACTION DEVICE 6° 12MM H:24-40MM AS:ULRICH CS 2250-12-24-6	ADD ANTERIOR DISTRACTION DEVICE 6° 12MM H:24-40MM AS:ULRICH CS 2250-12-24-6	上段脊椎(第三節頸椎到第三節胸椎)多節段滑脫、因腫瘤或骨折導致椎體破壞而進行椎體切除術後的多發性不穩定	1.病人可能因對植入物過敏而引發不正常的免疫反應。2.術後病人若無法於配合醫囑行照護及復健會，可能影響效果	椎體前側置換裝置為可旋轉撐開之金屬椎間籠脊椎固定系統，對需頸椎切除者於術後可用來做椎體連結；並提供前側脊柱伸展機制，以校正脊椎剖面並穩固前側脊柱植骨穩定融合。	健保無類似品項	129000	FBZ017369001	建議病人於術後使用頸圈直到骨融合完成
1454	歐斯密骨螺釘 OSMIUN SCREW 5MM L:16MM AS:ULRICH CS 1300-16T	OSMIUM SCREW 5MM L:16MM AS:ULRICH CS 1300-16T	同椎體前側固定翼撐開裝置，需一起搭配使用。	1.病人可能因對植入物過敏而引發不正常的免疫反應。2.術後病人若無法於配合醫囑行照護及復健會，可能影響效果	同椎體前側固定翼撐開裝置，需一起搭配使用。	健保無類似品項	7700	FBZ017369002	無
1455	輕質骨骨螺釘 CANCELLOUS BONE SCREW 4MM L:14MM AS:ULRICH CS 1301-14T	CANCELLOUS BONE SCREW 4MM L:14MM AS:ULRICH CS 1301-14T	同椎體前側固定翼撐開裝置，需一起搭配使用。	1.病人可能因對植入物過敏而引發不正常的免疫反應。2.術後病人若無法於配合醫囑行照護及復健會，可能影響效果	同椎體前側固定翼撐開裝置，需一起搭配使用。	健保無類似品項	7700	FBZ017369002	無
1456	輕質骨骨螺釘 CANCELLOUS BONE SCREW 4MM L:16MM AS:ULRICH CS 1301-16T	CANCELLOUS BONE SCREW 4MM L:16MM AS:ULRICH CS 1301-16T	同椎體前側固定翼撐開裝置，需一起搭配使用。	1.病人可能因對植入物過敏而引發不正常的免疫反應。2.術後病人若無法於配合醫囑行照護及復健會，可能影響效果	同椎體前側固定翼撐開裝置，需一起搭配使用。	健保無類似品項	7700	FBZ017369002	無
1457	輕質骨骨螺釘 CANCELLOUS BONE SCREW 4MM L:18MM AS:ULRICH CS 1301-18T	CANCELLOUS BONE SCREW 4MM L:18MM AS:ULRICH CS 1301-18T	同椎體前側固定翼撐開裝置，需一起搭配使用。	1.病人可能因對植入物過敏而引發不正常的免疫反應。2.術後病人若無法於配合醫囑行照護及復健會，可能影響效果	同椎體前側固定翼撐開裝置，需一起搭配使用。	健保無類似品項	7700	FBZ017369002	無
1458	歐斯密骨螺釘 OSMIUN SCREW 5MM L:18MM AS:ULRICH CS 1300-18T	OSMIUM SCREW 5MM L:18MM AS:ULRICH CS 1300-18T	同椎體前側固定翼撐開裝置，需一起搭配使用。	1.病人可能因對植入物過敏而引發不正常的免疫反應。2.術後病人若無法於配合醫囑行照護及復健會，可能影響效果	同椎體前側固定翼撐開裝置，需一起搭配使用。	健保無類似品項	7700	FBZ017369002	無
1459	輕質骨骨螺釘 CANCELLOUS BONE SCREW 4MM L:20MM AS:ULRICH CS 1301-20T	CANCELLOUS BONE SCREW 4MM L:20MM AS:ULRICH CS 1301-20T	同椎體前側固定翼撐開裝置，需一起搭配使用。	1.病人可能因對植入物過敏而引發不正常的免疫反應。2.術後病人若無法於配合醫囑行照護及復健會，可能影響效果	同椎體前側固定翼撐開裝置，需一起搭配使用。	健保無類似品項	7700	FBZ017369002	無
1460	輕質骨骨螺釘 CANCELLOUS BONE SCREW 4MM L:22MM AS:ULRICH CS 1301-22T	CANCELLOUS BONE SCREW 4MM L:22MM AS:ULRICH CS 1301-22T	同椎體前側固定翼撐開裝置，需一起搭配使用。	1.病人可能因對植入物過敏而引發不正常的免疫反應。2.術後病人若無法於配合醫囑行照護及復健會，可能影響效果	同椎體前側固定翼撐開裝置，需一起搭配使用。	健保無類似品項	7700	FBZ017369002	無
1461	輕質骨骨螺釘 CANCELLOUS BONE SCREW 4MM L:24MM AS:ULRICH CS 1301-24T	CANCELLOUS BONE SCREW 4MM L:24MM AS:ULRICH CS 1301-24T	同椎體前側固定翼撐開裝置，需一起搭配使用。	1.病人可能因對植入物過敏而引發不正常的免疫反應。2.術後病人若無法於配合醫囑行照護及復健會，可能影響效果	同椎體前側固定翼撐開裝置，需一起搭配使用。	健保無類似品項	7700	FBZ017369002	無
1462	椎體前側固定翼撐開裝置 ADD/PLUS ANTERIOR DISTRACTION DEVICE 6° 12MM H:17-26MM AS:ULRICH CS 2251-12-17	ADD/PLUS ANTERIOR DISTRACTION DEVICE 6° 12MM H:17-26MM AS:ULRICH CS 2251-12-17	上段脊椎(第三節頸椎到第三節胸椎)多節段滑脫、因腫瘤或骨折導致椎體破壞而進行椎體切除術後的多發性不穩定	1.病人可能因對植入物過敏而引發不正常的免疫反應。2.術後病人若無法於配合醫囑行照護及復健會，可能影響效果	為可旋轉撐開的金屬椎間籠附有翼形結構供脊椎固定，頸椎切除者術後用來做椎體連結，並提供前側脊柱伸展機制以校正脊椎剖面及穩固前側脊柱植骨穩定融合。其翼形結構以鬆質骨螺釘鎖入鄰近椎體，視病情於椎間籠植入骨塊	健保無類似品項	129000	FBZ017369002	建議病人於術後使用頸圈直到骨融合完成
1463	椎體前側固定翼撐開裝置 ADD/PLUS ANTERIOR DISTRACTION DEVICE 6° 12MM H:25-41MM AS:ULRICH CS 2251-12-25	ADD/PLUS ANTERIOR DISTRACTION DEVICE 6° 12MM H:25-41MM AS:ULRICH CS 2251-12-25	上段脊椎(第三節頸椎到第三節胸椎)多節段滑脫、因腫瘤或骨折導致椎體破壞而進行椎體切除術後的多發性不穩定	1.病人可能因對植入物過敏而引發不正常的免疫反應。2.術後病人若無法於配合醫囑行照護及復健會，可能影響效果	為可旋轉撐開的金屬椎間籠附有翼形結構供脊椎固定，頸椎切除者術後用來做椎體連結，並提供前側脊柱伸展機制以校正脊椎剖面及穩固前側脊柱植骨穩定融合。其翼形結構以鬆質骨螺釘鎖入鄰近椎體，視病情於椎間籠植入骨塊	健保無類似品項	129000	FBZ017369002	建議病人於術後使用頸圈直到骨融合完成
1464	椎體前側固定翼撐開裝置 ADD/PLUS ANTERIOR DISTRACTION DEVICE 6° 12MM H:40-65MM AS:ULRICH CS 2251-12-40	ADD/PLUS ANTERIOR DISTRACTION DEVICE 6° 12MM H:40-65MM AS:ULRICH CS 2251-12-40	上段脊椎(第三節頸椎到第三節胸椎)多節段滑脫、因腫瘤或骨折導致椎體破壞而進行椎體切除術後的多發性不穩定	1.病人可能因對植入物過敏而引發不正常的免疫反應。2.術後病人若無法於配合醫囑行照護及復健會，可能影響效果	為可旋轉撐開的金屬椎間籠附有翼形結構供脊椎固定，頸椎切除者術後用來做椎體連結，並提供前側脊柱伸展機制以校正脊椎剖面及穩固前側脊柱植骨穩定融合。其翼形結構以鬆質骨螺釘鎖入鄰近椎體，視病情於椎間籠植入骨塊	健保無類似品項	129000	FBZ017369002	建議病人於術後使用頸圈直到骨融合完成
1465	椎體前側固定翼撐開裝置 ADD/PLUS ANTERIOR DISTRACTION DEVICE 6° 12MM H:13-18MM AS:ULRICH CS 2251-12-13	ADD/PLUS ANTERIOR DISTRACTION DEVICE 6° 12MM H:13-18MM AS:ULRICH CS 2251-12-13	上段脊椎(第三節頸椎到第三節胸椎)多節段滑脫、因腫瘤或骨折導致椎體破壞而進行椎體切除術後的多發性不穩定	1.病人可能因對植入物過敏而引發不正常的免疫反應。2.術後病人若無法於配合醫囑行照護及復健會，可能影響效果	為可旋轉撐開的金屬椎間籠附有翼形結構供脊椎固定，頸椎切除者術後用來做椎體連結，並提供前側脊柱伸展機制以校正脊椎剖面及穩固前側脊柱植骨穩定融合。其翼形結構以鬆質骨螺釘鎖入鄰近椎體，視病情於椎間籠植入骨塊	健保無類似品項	129000	FBZ017369002	建議病人於術後使用頸圈直到骨融合完成
1466	輕質骨骨螺釘 CANCELLOUS BONE SCREW 4MM L:26MM AS:ULRICH CS 1301-26T	CANCELLOUS BONE SCREW 4MM L:26MM AS:ULRICH CS 1301-26T	同椎體前側固定翼撐開裝置，需一起搭配使用。	1.病人可能因對植入物過敏而引發不正常的免疫反應。2.術後病人若無法於配合醫囑行照護及復健會，可能影響效果	同椎體前側固定翼撐開裝置，需一起搭配使用。	健保無類似品項	7700	FBZ017369002	無
1467	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 9洞 VOLAR DISTAL ULNA PLATE LONG RIGHT 9H AS：ACUMED 70-0048	VOLAR DISTAL ULNA PLATE LONG RIGHT 9H AS：ACUMED 70-0048	適用遠端橈骨與尺骨骨骨折時的固定、融合、與切除	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板組合2以3D解剖形的設計可提供關節面骨折支撐效果3可減少病人軟組織的干擾及異物感4骨板強度可提供病人在復恢期間9~10倍的固定強度	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	49000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1468	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 10洞 ACU-LOC DORSAL PLATE STANDARD LEFT 10H AS：ACUMED 70-0055	ACU-LOC DORSAL PLATE STANDARD LEFT 10H AS：ACUMED 70-0055	適用遠端橈骨與尺骨骨骨折時的固定、融合、與切除	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板組合2以3D解剖形的設計可提供關節面骨折支撐效果3可減少病人軟組織的干擾及異物感4骨板強度可提供病人在復恢期間9~10倍的固定強度	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	49000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1469	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 10洞 ACU-LOC DORSAL PLATE STANDARD RIGHT 10H AS：ACUMED 70-0056	ACU-LOC DORSAL PLATE STANDARD RIGHT 10H AS：ACUMED 70-0056	適用遠端橈骨與尺骨骨骨折時的固定、融合、與切除	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板組合2以3D解剖形的設計可提供關節面骨折支撐效果3可減少病人軟組織的干擾及異物感4骨板強度可提供病人在復恢期間9~10倍的固定強度	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	49000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1470	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 7洞 VOLAR DISTAL ULNA PLATE STANDARD RIGHT 7H AS：ACUMED 70-0046	VOLAR DISTAL ULNA PLATE STANDARD RIGHT 7H AS：ACUMED 70-0046	適用遠端橈骨與尺骨骨骨折時的固定、融合、與切除	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板組合2以3D解剖形的設計可提供關節面骨折支撐效果3可減少病人軟組織的干擾及異物感4骨板強度可提供病人在復恢期間9~10倍的固定強度	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	49000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1471	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 7洞 VOLAR DISTAL ULNA PLATE STANDARD LEFT 7H AS：ACUMED 70-0045	VOLAR DISTAL ULNA PLATE STANDARD LEFT 7H AS：ACUMED 70-0045	適用遠端橈骨與尺骨骨骨折時的固定、融合、與切除	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板組合2以3D解剖形的設計可提供關節面骨折支撐效果3可減少病人軟組織的干擾及異物感4骨板強度可提供病人在復恢期間9~10倍的固定強度	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	49000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1472	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 8洞 ACU-LOC DORSAL PLATE NARROW RIGHT 8H AS：ACUMED 70-0058	ACU-LOC DORSAL PLATE NARROW RIGHT 8H AS：ACUMED 70-0058	適用遠端橈骨與尺骨骨骨折時的固定、融合、與切除	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板組合2以3D解剖形的設計可提供關節面骨折支撐效果3可減少病人軟組織的干擾及異物感4骨板強度可提供病人在復恢期間9~10倍的固定強度	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	49000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1473	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 8洞 ACU-LOC DORSAL PLATE NARROW LEFT 8H AS：ACUMED 70-0057	ACU-LOC DORSAL PLATE NARROW LEFT 8H AS：ACUMED 70-0057	適用遠端橈骨與尺骨骨骨折時的固定、融合、與切除	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板組合2以3D解剖形的設計可提供關節面骨折支撐效果3可減少病人軟組織的干擾及異物感4骨板強度可提供病人在復恢期間9~10倍的固定強度	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	49000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1474	近前端鎖骨骨板 MEDIAL ANTERIOR CLAVICLE PLATE 8H AS：ACUMED 70-0119	MEDIAL ANTERIOR CLAVICLE PLATE 8H AS：ACUMED 70-0119	適合用於遠端鎖骨與鎖骨中端、近端骨折時的固定、融合、與切除	如可能對植入物過敏或排斥。疼痛、不適或對植入物有異樣物感。手術傷口或植入物可能對神經細胞或軟組織的傷害。壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板的組合2骨板材質為使用鈦材質預塑形式，生物相容性，強度較一般重建骨板高3可減少病人軟組織的干擾及異物感9	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	54000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健

1475	近前端鎖骨骨板 MEDIAL ANTERIOR CLAVICLE PLATE 6H AS：ACUMED 70-0120	MEDIAL ANTERIOR CLAVICLE PLATE 6H AS：ACUMED 70-0120	適合用於遠端鎖骨與鎖骨中端、近端骨折時的固定、融合，與切除	如可能對植人物過敏或排斥，疼痛、不適或對植人物有異樣物感，手術傷口或植人物可能對神經細胞或軟組織的傷害，壞疽，骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板的組合2骨板材質為使用鈦材質預塑形式，生物相容性，強度較一般重建骨板高3可減少病人軟組織的干擾及異物感10	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	54000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1476	前端鎖骨骨板 ANTERIOR CLAVICLE PLATE 10H AS：ACUMED 70-0121	ANTERIOR CLAVICLE PLATE 10H AS：ACUMED 70-0121	適合用於遠端鎖骨與鎖骨中端、近端骨折時的固定、融合，與切除	如可能對植人物過敏或排斥，疼痛、不適或對植人物有異樣物感，手術傷口或植人物可能對神經細胞或軟組織的傷害，壞疽，骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板的組合2骨板材質為使用鈦材質預塑形式，生物相容性，強度較一般重建骨板高3可減少病人軟組織的干擾及異物感11	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	54000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1477	遠前端鎖骨骨板 LATERAL ANTERIOR CLAVICLE PLATE 8H AS：ACUMED 70-0118	LATERAL ANTERIOR CLAVICLE PLATE 8H AS：ACUMED 70-0118	適合用於遠端鎖骨與鎖骨中端、近端骨折時的固定、融合，與切除	如可能對植人物過敏或排斥，疼痛、不適或對植人物有異樣物感，手術傷口或植人物可能對神經細胞或軟組織的傷害，壞疽，骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板的組合2骨板材質為使用鈦材質預塑形式，生物相容性，強度較一般重建骨板高3可減少病人軟組織的干擾及異物感8	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	54000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1478	遠端左鎖骨骨板 DISTAL CLAVICLE PLATE 2.3MM 16H LEFT AS：ACUMED 70-0124	DISTAL CLAVICLE PLATE 2.3MM 16H LEFT AS：ACUMED 70-0124	適合用於遠端鎖骨與鎖骨中端、近端骨折時的固定、融合，與切除	如可能對植人物過敏或排斥，疼痛、不適或對植人物有異樣物感，手術傷口或植人物可能對神經細胞或軟組織的傷害，壞疽，骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板的組合2骨板材質為使用鈦材質預塑形式，生物相容性，強度較一般重建骨板高3可減少病人軟組織的干擾及異物感14	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	54000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1479	遠端右鎖骨骨板 DISTAL CLAVICLE PLATE 2.3MM 13H RIGHT AS：ACUMED 70-0125	DISTAL CLAVICLE PLATE 2.3MM 13H RIGHT AS：ACUMED 70-0125	適合用於遠端鎖骨與鎖骨中端、近端骨折時的固定、融合，與切除	如可能對植人物過敏或排斥，疼痛、不適或對植人物有異樣物感，手術傷口或植人物可能對神經細胞或軟組織的傷害，壞疽，骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板的組合2骨板材質為使用鈦材質預塑形式，生物相容性，強度較一般重建骨板高3可減少病人軟組織的干擾及異物感15	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	54000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1480	遠端左鎖骨骨板 DISTAL CLAVICLE PLATE 2.3MM 13H LEFT AS：ACUMED 70-0126	DISTAL CLAVICLE PLATE 2.3MM 13H LEFT AS：ACUMED 70-0126	適合用於遠端鎖骨與鎖骨中端、近端骨折時的固定、融合，與切除	如可能對植人物過敏或排斥，疼痛、不適或對植人物有異樣物感，手術傷口或植人物可能對神經細胞或軟組織的傷害，壞疽，骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板的組合2骨板材質為使用鈦材質預塑形式，生物相容性，強度較一般重建骨板高3可減少病人軟組織的干擾及異物感16	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	54000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1481	遠端右鎖骨骨板 DISTAL CLAVICLE PLATE 2.3MM 16H RIGHT AS：ACUMED 70-0123	DISTAL CLAVICLE PLATE 2.3MM 16H RIGHT AS：ACUMED 70-0123	適合用於遠端鎖骨與鎖骨中端、近端骨折時的固定、融合，與切除	如可能對植人物過敏或排斥，疼痛、不適或對植人物有異樣物感，手術傷口或植人物可能對神經細胞或軟組織的傷害，壞疽，骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板的組合2骨板材質為使用鈦材質預塑形式，生物相容性，強度較一般重建骨板高3可減少病人軟組織的干擾及異物感13	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	54000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1482	遠前端鎖骨骨板 LATERAL ANTERIOR CLAVICLE PLATE 6H AS：ACUMED 70-0122	LATERAL ANTERIOR CLAVICLE PLATE 6H AS：ACUMED 70-0122	適合用於遠端鎖骨與鎖骨中端、近端骨折時的固定、融合，與切除	如可能對植人物過敏或排斥，疼痛、不適或對植人物有異樣物感，手術傷口或植人物可能對神經細胞或軟組織的傷害，壞疽，骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板的組合2骨板材質為使用鈦材質預塑形式，生物相容性，強度較一般重建骨板高3可減少病人軟組織的干擾及異物感12	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	54000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1483	低側面大型左鎖骨骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H LARGE LEFT AS：ACUMED 70-0288	LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H LARGE LEFT AS：ACUMED 70-0288	適合用於遠端鎖骨與鎖骨中端、近端骨折時的固定、融合，與切除	如可能對植人物過敏或排斥，疼痛、不適或對植人物有異樣物感，手術傷口或植人物可能對神經細胞或軟組織的傷害，壞疽，骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板的組合2骨板材質為使用鈦材質預塑形式，生物相容性，強度較一般重建骨板高3可減少病人軟組織的干擾及異物感19	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	54000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1484	低側面大型右鎖骨骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H LARGE RIGHT AS：ACUMED 70-0289	LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H LARGE RIGHT AS：ACUMED 70-0289	適合用於遠端鎖骨與鎖骨中端、近端骨折時的固定、融合，與切除	如可能對植人物過敏或排斥，疼痛、不適或對植人物有異樣物感，手術傷口或植人物可能對神經細胞或軟組織的傷害，壞疽，骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板的組合2骨板材質為使用鈦材質預塑形式，生物相容性，強度較一般重建骨板高3可減少病人軟組織的干擾及異物感20	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	54000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1485	低側面中型左鎖骨骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H MEDIUM LEFT AS：ACUMED 70-0290	LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H MEDIUM LEFT AS：ACUMED 70-0290	適合用於遠端鎖骨與鎖骨中端、近端骨折時的固定、融合，與切除	如可能對植人物過敏或排斥，疼痛、不適或對植人物有異樣物感，手術傷口或植人物可能對神經細胞或軟組織的傷害，壞疽，骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板的組合2骨板材質為使用鈦材質預塑形式，生物相容性，強度較一般重建骨板高3可減少病人軟組織的干擾及異物感21	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	54000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1486	低側面直型右鎖骨骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H STR RIGHT AS：ACUMED 70-0287	LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H STR RIGHT AS：ACUMED 70-0287	適合用於遠端鎖骨與鎖骨中端、近端骨折時的固定、融合，與切除	如可能對植人物過敏或排斥，疼痛、不適或對植人物有異樣物感，手術傷口或植人物可能對神經細胞或軟組織的傷害，壞疽，骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板的組合2骨板材質為使用鈦材質預塑形式，生物相容性，強度較一般重建骨板高3可減少病人軟組織的干擾及異物感18	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	54000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1487	低側面直型左鎖骨骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H STR LEFT AS：ACUMED 70-0286	LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H STR LEFT AS：ACUMED 70-0286	適合用於遠端鎖骨與鎖骨中端、近端骨折時的固定、融合，與切除	如可能對植人物過敏或排斥，疼痛、不適或對植人物有異樣物感，手術傷口或植人物可能對神經細胞或軟組織的傷害，壞疽，骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板的組合2骨板材質為使用鈦材質預塑形式，生物相容性，強度較一般重建骨板高3可減少病人軟組織的干擾及異物感17	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	54000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1488	低側面小型右鎖骨骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H SMALL RIGHT AS：ACUMED 70-0293	LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H SMALL RIGHT AS：ACUMED 70-0293	適合用於遠端鎖骨與鎖骨中端、近端骨折時的固定、融合，與切除	如可能對植人物過敏或排斥，疼痛、不適或對植人物有異樣物感，手術傷口或植人物可能對神經細胞或軟組織的傷害，壞疽，骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板的組合2骨板材質為使用鈦材質預塑形式，生物相容性，強度較一般重建骨板高3可減少病人軟組織的干擾及異物感24	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	54000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1489	大型左鎖骨骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 10H LEFT AS：ACUMED 70-0294	LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 10H LEFT AS：ACUMED 70-0294	適合用於遠端鎖骨與鎖骨中端、近端骨折時的固定、融合，與切除	如可能對植人物過敏或排斥，疼痛、不適或對植人物有異樣物感，手術傷口或植人物可能對神經細胞或軟組織的傷害，壞疽，骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板的組合2骨板材質為使用鈦材質預塑形式，生物相容性，強度較一般重建骨板高3可減少病人軟組織的干擾及異物感25	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	54000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1490	大型右鎖骨骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 10H RIGHT AS：ACUMED 70-0295	LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 10H RIGHT AS：ACUMED 70-0295	適合用於遠端鎖骨與鎖骨中端、近端骨折時的固定、融合，與切除	如可能對植人物過敏或排斥，疼痛、不適或對植人物有異樣物感，手術傷口或植人物可能對神經細胞或軟組織的傷害，壞疽，骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板的組合2骨板材質為使用鈦材質預塑形式，生物相容性，強度較一般重建骨板高3可減少病人軟組織的干擾及異物感26	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	54000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1491	低側面小型左鎖骨骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H SMALL LEFTAS：ACUMED 70-0292	LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H SMALL LEFTAS：ACUMED 70-0292	適合用於遠端鎖骨與鎖骨中端、近端骨折時的固定、融合，與切除	如可能對植人物過敏或排斥，疼痛、不適或對植人物有異樣物感，手術傷口或植人物可能對神經細胞或軟組織的傷害，壞疽，骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板的組合2骨板材質為使用鈦材質預塑形式，生物相容性，強度較一般重建骨板高3可減少病人軟組織的干擾及異物感23	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	54000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1492	低側面中型右鎖骨骨板 LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H MEDIUM RIGHT AS：ACUMED 70-0291	LOW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H MEDIUM RIGHT AS：ACUMED 70-0291	適合用於遠端鎖骨與鎖骨中端、近端骨折時的固定、融合，與切除	如可能對植人物過敏或排斥，疼痛、不適或對植人物有異樣物感，手術傷口或植人物可能對神經細胞或軟組織的傷害，壞疽，骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板的組合2骨板材質為使用鈦材質預塑形式，生物相容性，強度較一般重建骨板高3可減少病人軟組織的干擾及異物感22	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	54000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1493	窄側面直型左鎖骨骨板 NRW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H STR LEFT AS：ACUMED 70-0298	NRW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H STR LEFT AS：ACUMED 70-0298	適合用於遠端鎖骨與鎖骨中端、近端骨折時的固定、融合，與切除	如可能對植人物過敏或排斥，疼痛、不適或對植人物有異樣物感，手術傷口或植人物可能對神經細胞或軟組織的傷害，壞疽，骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板的組合2骨板材質為使用鈦材質預塑形式，生物相容性，強度較一般重建骨板高3可減少病人軟組織的干擾及異物感29	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	54000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1494	窄側面直型右鎖骨骨板 NRW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H STR RIGHT AS：ACUMED 70-0299	NRW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H STR RIGHT AS：ACUMED 70-0299	適合用於遠端鎖骨與鎖骨中端、近端骨折時的固定、融合，與切除	如可能對植人物過敏或排斥，疼痛、不適或對植人物有異樣物感，手術傷口或植人物可能對神經細胞或軟組織的傷害，壞疽，骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板的組合2骨板材質為使用鈦材質預塑形式，生物相容性，強度較一般重建骨板高3可減少病人軟組織的干擾及異物感30	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	54000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1495	窄側面大型左鎖骨骨板 NRW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H LARGE LEFTAS：ACUMED 70-0300	NRW PROFILE CLAVICLE PLATE 8H LARGE LEFTAS：ACUMED 70-0300	適合用於遠端鎖骨與鎖骨中端、近端骨折時的固定、融合，與切除	如可能對植人物過敏或排斥，疼痛、不適或對植人物有異樣物感，手術傷口或植人物可能對神經細胞或軟組織的傷害，壞疽，骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板的組合2骨板材質為使用鈦材質預塑形式，生物相容性，強度較一般重建骨板高3可減少病人軟組織的干擾及異物感31	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	54000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1496	窄側面右鎖骨骨板 NRW PROFILE CLAVICLE PLATE 6H RIGHT AS：ACUMED 70-0297	NRW PROFILE CLAVICLE PLATE 6H RIGHT AS：ACUMED 70-0297	適合用於遠端鎖骨與鎖骨中端、近端骨折時的固定、融合，與切除	如可能對植人物過敏或排斥，疼痛、不適或對植人物有異樣物感，手術傷口或植人物可能對神經細胞或軟組織的傷害，壞疽，骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板的組合2骨板材質為使用鈦材質預塑形式，生物相容性，強度較一般重建骨板高3可減少病人軟組織的干擾及異物感28	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	54000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1497	窄側面左鎖骨骨板 NRW PROFILE CLAVICLE PLATE 6H LEFT AS：ACUMED 70-0296	NRW PROFILE CLAVICLE PLATE 6H LEFT AS：ACUMED 70-0296	適合用於遠端鎖骨與鎖骨中端、近端骨折時的固定、融合，與切除	如可能對植人物過敏或排斥，疼痛、不適或對植人物有異樣物感，手術傷口或植人物可能對神經細胞或軟組織的傷害，壞疽，骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板的組合2骨板材質為使用鈦材質預塑形式，生物相容性，強度較一般重建骨板高3可減少病人軟組織的干擾及異物感27	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	54000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1498	互鎖跟骨骨板 COMBO CALCANEAL PLATE MEDIUM 8H LEFT AS：ACUMED 70-0400	COMBO CALCANEAL PLATE MEDIUM 8H LEFT AS：ACUMED 70-0400	適用跟骨骨折時的固定用。本產品為鎖定式骨板，固定效果較健保品的非鎖定式骨板佳，病人須自費使用。	如對植人物過敏或排斥，術後疼痛、不適或有異物感，手術傷口或植人物對神經細胞或是軟組織傷害，壞疽，骨疽或傷口不充分癒合現象。	互銷跟骨骨板採鈦材質超薄解剖形式設計，於手術中可減少骨板再塑形的時間，維持骨板的結構鋼性，骨板採鎖定螺絲固定提供更好的固定力，超薄骨板設計可使術後癒合更佳，減少病人的異物感及傷口感染機率更低。	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	60000	FBZ020503001	手術後應依照醫囑做復健指示

1499	互鎖跟骨骨板 COMBO CALCANEAL PLATE MEDIUM 8H RIGHT AS：ACUMED 70-0401	COMBO CALCANEAL PLATE MEDIUM 8H RIGHT AS：ACUMED 70-0401	適用跟骨骨折時的固定用。本產品為鎖定式骨板，固定效果較健保品的非鎖定式骨板佳，病人須自費使用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	互鎖跟骨骨板採鈦材質超薄解剖形式設計，於手術中可減少骨板再塑形的時間，維持骨板的結構鋼性。骨板採鎖定螺絲固定提供更好的固定力，超薄骨板設計可使術後癒合更佳，減少病人的異物感及傷口感染機率更低。	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	60000	FBZ020503001	手術後應依照醫囑做復健指示
1500	互鎖跟骨骨板 COMBO CALCANEAL PLATE LARGE 9H LEFT AS：ACUMED 70-0406	COMBO CALCANEAL PLATE LARGE 9H LEFT AS：ACUMED 70-0406	適用跟骨骨折時的固定用。本產品為鎖定式骨板，固定效果較健保品的非鎖定式骨板佳，病人須自費使用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	互鎖跟骨骨板採鈦材質超薄解剖形式設計，於手術中可減少骨板再塑形的時間，維持骨板的結構鋼性。骨板採鎖定螺絲固定提供更好的固定力，超薄骨板設計可使術後癒合更佳，減少病人的異物感及傷口感染機率更低。	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	60000	FBZ020503001	手術後應依照醫囑做復健指示
1501	互鎖跟骨骨板 COMBO CALCANEAL PLATE LARGE 9H RIGHT AS：ACUMED 70-0407	COMBO CALCANEAL PLATE LARGE 9H RIGHT AS：ACUMED 70-0407	適用跟骨骨折時的固定用。本產品為鎖定式骨板，固定效果較健保品的非鎖定式骨板佳，病人須自費使用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	互鎖跟骨骨板採鈦材質超薄解剖形式設計，於手術中可減少骨板再塑形的時間，維持骨板的結構鋼性。骨板採鎖定螺絲固定提供更好的固定力，超薄骨板設計可使術後癒合更佳，減少病人的異物感及傷口感染機率更低。	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	60000	FBZ020503001	手術後應依照醫囑做復健指示
1502	海綿骨骨釘 CANCELLOUS SCREW 4.0X28MM AS：ACUMED CA-4280	CANCELLOUS SCREW 4.0X28MM AS：ACUMED CA-4280	適用於骨質較差的病人及因使用3.5MM螺絲無法固定時，可使用此螺絲做為固定用。	如發生感染可能導致治療失敗	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1503	互鎖跟骨骨板 COMBO CALCANEAL PLATE LARGE 8H RIGHT AS：ACUMED 70-0405	COMBO CALCANEAL PLATE LARGE 8H RIGHT AS：ACUMED 70-0405	適用跟骨骨折時的固定用。本產品為鎖定式骨板，固定效果較健保品的非鎖定式骨板佳，病人須自費使用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	互鎖跟骨骨板採鈦材質超薄解剖形式設計，於手術中可減少骨板再塑形的時間，維持骨板的結構鋼性。骨板採鎖定螺絲固定提供更好的固定力，超薄骨板設計可使術後癒合更佳，減少病人的異物感及傷口感染機率更低。	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	60000	FBZ020503001	手術後應依照醫囑做復健指示
1504	海綿骨骨釘 CANCELLOUS SCREW 4.0X40MM AS：ACUMED CA-4400	CANCELLOUS SCREW 4.0X40MM AS：ACUMED CA-4400	適用於骨質較差的病人及因使用3.5MM螺絲無法固定時，可使用此螺絲做為固定用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1505	海綿骨骨釘 CANCELLOUS SCREW 4.0X45MM AS：ACUMED CA-4450	CANCELLOUS SCREW 4.0X45MM AS：ACUMED CA-4450	適用於骨質較差的病人及因使用3.5MM螺絲無法固定時，可使用此螺絲做為固定用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1506	海綿骨骨釘 CANCELLOUS SCREW 4.0X50MM AS：ACUMED CA-4500	CANCELLOUS SCREW 4.0X50MM AS：ACUMED CA-4500	適用於骨質較差的病人及因使用3.5MM螺絲無法固定時，可使用此螺絲做為固定用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1507	海綿骨骨釘 CANCELLOUS SCREW 4.0X35MM AS：ACUMED CA-4350	CANCELLOUS SCREW 4.0X35MM AS：ACUMED CA-4350	適用於骨質較差的病人及因使用3.5MM螺絲無法固定時，可使用此螺絲做為固定用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1508	海綿骨骨釘 CANCELLOUS SCREW 4.0X30MM AS：ACUMED CA-4300	CANCELLOUS SCREW 4.0X30MM AS：ACUMED CA-4300	適用於骨質較差的病人及因使用3.5MM螺絲無法固定時，可使用此螺絲做為固定用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1509	海綿骨骨釘 CANCELLOUS SCREW 4.0X55MM AS：ACUMED CA-4550	CANCELLOUS SCREW 4.0X55MM AS：ACUMED CA-4550	適用於骨質較差的病人及因使用3.5MM螺絲無法固定時，可使用此螺絲做為固定用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1510	皮質鎖骨骨釘 LOCKING CORTICAL SCREW 2.7X8MM AS：ACUMED COL-2080	LOCKING CORTICAL SCREW 2.7X8MM AS：ACUMED COL-2080	使用於骨板須鎖定固定用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1511	皮質鎖骨骨釘 LOCKING CORTICAL SCREW 2.7X10MM AS：ACUMED COL-2100	LOCKING CORTICAL SCREW 2.7X10MM AS：ACUMED COL-2100	使用於骨板須鎖定固定用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1512	皮質鎖骨骨釘 LOCKING CORTICAL SCREW 2.7X12MM AS：ACUMED COL-2120	LOCKING CORTICAL SCREW 2.7X12MM AS：ACUMED COL-2120	使用於骨板須鎖定固定用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1513	皮質鎖骨骨釘 LOCKING CORTICAL SCREW 2.7X16MM AS：ACUMED COL-2160	LOCKING CORTICAL SCREW 2.7X16MM AS：ACUMED COL-2160	使用於骨板須鎖定固定用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1514	皮質鎖骨骨釘 LOCKING CORTICAL SCREW 2.7X22MM AS：ACUMED COL-2220	LOCKING CORTICAL SCREW 2.7X22MM AS：ACUMED COL-2220	使用於骨板須鎖定固定用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1515	皮質鎖骨骨釘 LOCKING CORTICAL SCREW 2.7X24MM AS：ACUMED COL-2240	LOCKING CORTICAL SCREW 2.7X24MM AS：ACUMED COL-2240	使用於骨板須鎖定固定用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1516	皮質鎖骨骨釘 LOCKING CORTICAL SCREW 2.7X26MM AS：ACUMED COL-2260	LOCKING CORTICAL SCREW 2.7X26MM AS：ACUMED COL-2260	使用於骨板須鎖定固定用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1517	皮質鎖骨骨釘 LOCKING CORTICAL SCREW 2.7X18MM AS：ACUMED COL-2180	LOCKING CORTICAL SCREW 2.7X18MM AS：ACUMED COL-2180	使用於骨板須鎖定固定用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1518	皮質鎖骨骨釘 LOCKING CORTICAL SCREW 2.7X20MM AS：ACUMED COL-2200	LOCKING CORTICAL SCREW 2.7X20MM AS：ACUMED COL-2200	使用於骨板須鎖定固定用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1519	皮質鎖骨骨釘 LOCKING CORTICAL SCREW 2.7X30MM AS：ACUMED COL-2300	LOCKING CORTICAL SCREW 2.7X30MM AS：ACUMED COL-2300	使用於骨板須鎖定固定用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1520	皮質鎖骨骨釘 LOCKING CORTICAL SCREW 2.7X34MM AS：ACUMED COL-2340	LOCKING CORTICAL SCREW 2.7X34MM AS：ACUMED COL-2340	使用於骨板須鎖定固定用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無

1521	皮質鎖骨骨釘 LOCKING CORTICAL SCREW 3.5X34MM AS：ACUMED COL-3340	LOCKING CORTICAL SCREW 3.5X34MM AS：ACUMED COL-3340	使用於骨板須鎖定固定用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1522	皮質鎖骨骨釘 LOCKING CORTICAL SCREW 3.5X40MM AS：ACUMED COL-3400	LOCKING CORTICAL SCREW 3.5X40MM AS：ACUMED COL-3400	使用於骨板須鎖定固定用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1523	皮質骨骨釘 CORTICAL SCREW 2.7X6MM AS：ACUMED CO-2706	CORTICAL SCREW 2.7X6MM AS：ACUMED CO-2706	使用於骨板須加壓固定使用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1524	皮質鎖骨骨釘 LOCKING CORTICAL SCREW 2.7X40MM AS：ACUMED COL-2400	LOCKING CORTICAL SCREW 2.7X40MM AS：ACUMED COL-2400	使用於骨板須鎖定固定用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1525	皮質鎖骨骨釘 LOCKING CORTICAL SCREW 3.5X28MM AS：ACUMED COL-3280	LOCKING CORTICAL SCREW 3.5X28MM AS：ACUMED COL-3280	使用於骨板須鎖定固定用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1526	皮質骨骨釘 CORTICAL SCREW 2.7X30MM AS：ACUMED CO-2730	CORTICAL SCREW 2.7X30MM AS：ACUMED CO-2730	使用於骨板須加壓固定使用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1527	皮質骨骨釘 CORTICAL SCREW 2.7X32MM AS：ACUMED CO-2732	CORTICAL SCREW 2.7X32MM AS：ACUMED CO-2732	使用於骨板須加壓固定使用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1528	皮質骨骨釘 CORTICAL SCREW 2.7X38MM AS：ACUMED CO-2738	CORTICAL SCREW 2.7X38MM AS：ACUMED CO-2738	使用於骨板須加壓固定使用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1529	皮質骨骨釘 CORTICAL SCREW 2.7X40MM AS：ACUMED CO-2740	CORTICAL SCREW 2.7X40MM AS：ACUMED CO-2740	使用於骨板須加壓固定使用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1530	皮質骨骨釘 CORTICAL SCREW 2.7X45MM AS：ACUMED CO-2745	CORTICAL SCREW 2.7X45MM AS：ACUMED CO-2745	使用於骨板須加壓固定使用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1531	皮質骨骨釘 CORTICAL SCREW 2.7X34MM AS：ACUMED CO-2734	CORTICAL SCREW 2.7X34MM AS：ACUMED CO-2734	使用於骨板須加壓固定使用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1532	皮質骨骨釘 CORTICAL SCREW 2.7X36MM AS：ACUMED CO-2736	CORTICAL SCREW 2.7X36MM AS：ACUMED CO-2736	使用於骨板須加壓固定使用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1533	皮質骨骨釘 CORTICAL SCREW 2.7X50MM AS：ACUMED CO-2750	CORTICAL SCREW 2.7X50MM AS：ACUMED CO-2750	使用於骨板須加壓固定使用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1534	皮質骨骨釘 CORTICAL SCREW 2.7X60MM AS：ACUMED CO-2760	CORTICAL SCREW 2.7X60MM AS：ACUMED CO-2760	使用於骨板須加壓固定使用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1535	皮質骨骨釘 CORTICAL SCREW 3.5X32MM AS：ACUMED CO-3320	CORTICAL SCREW 3.5X32MM AS：ACUMED CO-3320	使用於骨板須加壓固定使用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1536	皮質骨骨釘 CORTICAL SCREW 3.5X34MM AS：ACUMED CO-3340	CORTICAL SCREW 3.5X34MM AS：ACUMED CO-3340	使用於骨板須加壓固定使用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1537	皮質骨骨釘 CORTICAL SCREW 3.5X36MM AS：ACUMED CO-3360	CORTICAL SCREW 3.5X36MM AS：ACUMED CO-3360	使用於骨板須加壓固定使用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1538	皮質骨骨釘 CORTICAL SCREW 2.7X65MM AS：ACUMED CO-2765	CORTICAL SCREW 2.7X65MM AS：ACUMED CO-2765	使用於骨板須加壓固定使用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1539	皮質骨骨釘 CORTICAL SCREW 3.5X28MM AS：ACUMED CO-3280	CORTICAL SCREW 3.5X28MM AS：ACUMED CO-3280	使用於骨板須加壓固定使用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1540	皮質骨骨釘 CORTICAL SCREW 3.5X38MM AS：ACUMED CO-3380	CORTICAL SCREW 3.5X38MM AS：ACUMED CO-3380	使用於骨板須加壓固定使用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1541	皮質骨骨釘 CORTICAL SCREW 3.5X65MM AS：ACUMED CO-3650	CORTICAL SCREW 3.5X65MM AS：ACUMED CO-3650	使用於骨板須加壓固定使用。	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
1542	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 10洞 LOCKING NARROW RIGHT DISTAL RADIUS PLATE 10H AS:ACUMED PL-DR30R	LOCKING NARROW RIGHT DISTAL RADIUS PLATE 10H AS:ACUMED PL-DR30R	適用遠端橈骨與尺骨骨骨折時的固定、融合，與切除	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板組合2以3D解剖形的設計可提供關節面骨折支撐效果3可減少病人軟組織的干擾及異物感4骨板強度可提供病人在復恢期間9~12倍的固定強度	健保品材質為不銹鋼材質，非中空導引鎖入設計，且術後病人須二次取出骨板。	49000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1543	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 11洞 LOCKING STANDARD LEFT DISTAL RADIUS PLATE 11H AS:ACUMED PL-DR50L	LOCKING STANDARD LEFT DISTAL RADIUS PLATE 11H AS:ACUMED PL-DR50L	適用遠端橈骨與尺骨骨骨折時的固定、融合，與切除	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板組合2以3D解剖形的設計可提供關節面骨折支撐效果3可減少病人軟組織的干擾及異物感4骨板強度可提供病人在復恢期間9~12倍的固定強度	健保品材質為不銹鋼材質，非中空導引鎖入設計，且術後病人須二次取出骨板。	49000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1544	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 10洞 LOCKING NARROW LEFT DISTAL RADIUS PLATE 10H AS:ACUMED PL-DR30L	LOCKING NARROW LEFT DISTAL RADIUS PLATE 10H AS:ACUMED PL-DR30L	適用遠端橈骨與尺骨骨骨折時的固定、融合，與切除	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分癒合現象。	1包含骨釘與骨板組合2以3D解剖形的設計可提供關節面骨折支撐效果3可減少病人軟組織的干擾及異物感4骨板強度可提供病人在復恢期間9~10倍的固定強度	健保品材質為不銹鋼材質，非中空導引鎖入設計，且術後病人須二次取出骨板。	49000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健

1545	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 16洞 EXTRA LONG LEFT DISTAL RADIUS PLATE 16H AS：ACUMED PL-DR65L	EXTRA LONG LEFT DISTAL RADIUS PLATE 16H AS：ACUMED PL-DR65L	適用遠端橈骨與尺骨骨骨折時的固定、融合、與切除	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分產合現象。	1包含骨釘與骨板組合2以3D解剖形的設計可提供關節面骨折支撐效果3可減少病人軟組織的干擾及異物感4骨板強度可提供病人在復恢期間9~16倍的固定強度	健保品材質為不銹鋼材質，非中空導引鎖入設計，且術後病人須二次取出骨板。	49000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1546	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 16洞 EXTRA LONG RIGHT DISTAL RADIUS PLATE 16H AS：ACUMED PL-DR65R	EXTRA LONG RIGHT DISTAL RADIUS PLATE 16H AS：ACUMED PL-DR65R	適用遠端橈骨與尺骨骨骨折時的固定、融合、與切除	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分產合現象。	1包含骨釘與骨板組合2以3D解剖形的設計可提供關節面骨折支撐效果3可減少病人軟組織的干擾及異物感4骨板強度可提供病人在復恢期間9~17倍的固定強度	健保品材質為不銹鋼材質，非中空導引鎖入設計，且術後病人須二次取出骨板。	49000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1547	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 11洞 LOCKING STANDARD RIGHT DISTAL RADIUS PLATE 11H AS：ACUMED PL-DR50R	LOCKING STANDARD RIGHT DISTAL RADIUS PLATE 11H AS：ACUMED PL-DR50R	適用遠端橈骨與尺骨骨骨折時的固定、融合、與切除	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分產合現象。	1包含骨釘與骨板組合2以3D解剖形的設計可提供關節面骨折支撐效果3可減少病人軟組織的干擾及異物感4骨板強度可提供病人在復恢期間9~13倍的固定強度	健保品材質為不銹鋼材質，非中空導引鎖入設計，且術後病人須二次取出骨板。	49000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1548	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 13洞 LOCKING EXTENDED RIGHT DISTAL RADIUS PLATE 13H AS：ACUMED PL-DR60R	LOCKING EXTENDED RIGHT DISTAL RADIUS PLATE 13H AS：ACUMED PL-DR60R	適用遠端橈骨與尺骨骨骨折時的固定、融合、與切除	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分產合現象。	1包含骨釘與骨板組合2以3D解剖形的設計可提供關節面骨折支撐效果3可減少病人軟組織的干擾及異物感4骨板強度可提供病人在復恢期間9~15倍的固定強度	健保品材質為不銹鋼材質，非中空導引鎖入設計，且術後病人須二次取出骨板。	49000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1549	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 13洞 VDR LEFT DISTAL RADIUS PLATE WIDE 13H AS：ACUMED PL-DR70L	VDR LEFT DISTAL RADIUS PLATE WIDE 13H AS：ACUMED PL-DR70L	適用遠端橈骨與尺骨骨骨折時的固定、融合、與切除	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分產合現象。	1包含骨釘與骨板組合2以3D解剖形的設計可提供關節面骨折支撐效果3可減少病人軟組織的干擾及異物感4骨板強度可提供病人在復恢期間9~18倍的固定強度	健保品材質為不銹鋼材質，非中空導引鎖入設計，且術後病人須二次取出骨板。	49000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1550	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 13洞 LOCKING EXTENDED LEFT DISTAL RADIUS PLATE 13H AS：ACUMED PL-DR60L	LOCKING EXTENDED LEFT DISTAL RADIUS PLATE 13H AS：ACUMED PL-DR60L	適用遠端橈骨與尺骨骨骨折時的固定、融合、與切除	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分產合現象。	1包含骨釘與骨板組合2以3D解剖形的設計可提供關節面骨折支撐效果3可減少病人軟組織的干擾及異物感4骨板強度可提供病人在復恢期間9~14倍的固定強度	健保品材質為不銹鋼材質，非中空導引鎖入設計，且術後病人須二次取出骨板。	49000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1551	艾克曼解剖型遠端橈骨固定骨板 13洞 VDR RIGHT DISTAL RADIUS PLATE WIDE 13H AS：ACUMED PL-DR70R	VDR RIGHT DISTAL RADIUS PLATE WIDE 13H AS：ACUMED PL-DR70R	適用遠端橈骨與尺骨骨骨折時的固定、融合、與切除	如對植入物過敏或排斥、術後疼痛、不適或有異物感、手術傷口或植入物對神經細胞或是軟組織傷害、壞疽、骨疽或傷口不充分產合現象。	1包含骨釘與骨板組合2以3D解剖形的設計可提供關節面骨折支撐效果3可減少病人軟組織的干擾及異物感4骨板強度可提供病人在復恢期間9~19倍的固定強度	健保品材質為不銹鋼材質，非中空導引鎖入設計，且術後病人須二次取出骨板。	49000	FBZ019750001	手術後應依照醫囑做復健
1552	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-22-10	TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-22-10	膝關節重建手術使用	植入物的組件的鬆動、彎曲、裂縫、或斷裂，植入物斷裂可能在創傷、劇烈活動、不適當的對準或使用壽命期間發	超耐磨脛骨關節面襯墊比傳統脛骨關節面襯墊可以降低42-73%的磨損率，意即可延長將近一至四倍的使用年限，可避免未來膝關節重建所需之醫療支出和社會經濟成本損失。	由於高交聯的技術使襯墊分子較細，表面更光滑，因此可以減少磨耗，增加使用年限。2.高彎曲設計，膝關節可彎曲至155度，身體活動度不受限制	46000	FBZ007513002	無
1553	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-30-10	TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-30-10	膝關節重建手術使用	植入物的組件的鬆動、彎曲、裂縫、或斷裂，植入物斷裂可能在創傷、劇烈活動、不適當的對準或使用壽命期間發	超耐磨脛骨關節面襯墊比傳統脛骨關節面襯墊可以降低42-73%的磨損率，意即可延長將近一至四倍的使用年限，可避免未來膝關節重建所需之醫療支出和社會經濟成本損失。	由於高交聯的技術使襯墊分子較細，表面更光滑，因此可以減少磨耗，增加使用年限。2.高彎曲設計，膝關節可彎曲至155度，身體活動度不受限制	46000	FBZ007513002	無
1554	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-22-12	TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-22-12	膝關節重建手術使用	植入物的組件的鬆動、彎曲、裂縫、或斷裂，植入物斷裂可能在創傷、劇烈活動、不適當的對準或使用壽命期間發	超耐磨脛骨關節面襯墊比傳統脛骨關節面襯墊可以降低42-73%的磨損率，意即可延長將近一至四倍的使用年限，可避免未來膝關節重建所需之醫療支出和社會經濟成本損失。	由於高交聯的技術使襯墊分子較細，表面更光滑，因此可以減少磨耗，增加使用年限。2.高彎曲設計，膝關節可彎曲至155度，身體活動度不受限制	46000	FBZ007513002	無
1555	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-22-17	TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-22-17	人工膝關節使用在有下列幾種膝疼痛及無能力係由於風濕性關節炎、骨關節炎、初次及再次外傷性關節炎、多數關節炎、膠原病症、股骨無血管壞死症或假痛風、後外傷骨關節外型喪失特別是膝蓋股與股骨的糜爛、官能不良或先前的膝蓋骨切除術、輕微的內翻足、外翻足屈曲變形。	無	"使用新一代製程技術,將高分子聚乙烯材質組成立體架構更大更強的分子結構,產生具有較傳統材質更高度抗磨損的特性"	耐磨度提高、延後可能需第二次開刀時機	46000	FBZ007513002	* 避免摩擦，或撞擊本器材 * 持續監測新的或反覆出現的感染 * 使用此醫材可能導致髕骨韌帶處於高伸展狀態 * 禁忌症包括：關節感染，脛骨、股骨、髕骨表面骨質不佳，神經性關節疾病
1556	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-32-10	TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-32-10	膝關節重建手術使用	植入物的組件的鬆動、彎曲、裂縫、或斷裂，植入物斷裂可能在創傷、劇烈活動、不適當的對準或使用壽命期間發	超耐磨脛骨關節面襯墊比傳統脛骨關節面襯墊可以降低42-73%的磨損率，意即可延長將近一至四倍的使用年限，可避免未來膝關節重建所需之醫療支出和社會經濟成本損失。	由於高交聯的技術使襯墊分子較細，表面更光滑，因此可以減少磨耗，增加使用年限。2.高彎曲設計，膝關節可彎曲至155度，身體活動度不受限制	46000	FBZ007513002	無
1557	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-30-12	TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-30-12	膝關節重建手術使用	植入物的組件的鬆動、彎曲、裂縫、或斷裂，植入物斷裂可能在創傷、劇烈活動、不適當的對準或使用壽命期間發	超耐磨脛骨關節面襯墊比傳統脛骨關節面襯墊可以降低42-73%的磨損率，意即可延長將近一至四倍的使用年限，可避免未來膝關節重建所需之醫療支出和社會經濟成本損失。	由於高交聯的技術使襯墊分子較細，表面更光滑，因此可以減少磨耗，增加使用年限。2.高彎曲設計，膝關節可彎曲至155度，身體活動度不受限制	46000	FBZ007513002	無
1558	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-22-14	TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-22-14	依2002年，在Clinical Orthopaedic Related Res.期刊所發表並獲得Insall Award Paper的研究報告中:TKA術後超過2年而需進Revision重建手術的案例中，高達44%的案例均與超高分子PE聚乙烯的磨損有直接的關係。使用於耐磨的髕骨墊片可以延長使用年限	如發生感染可能導致治療失敗	"全人工膝關節聚乙烯組件近年來在製造技術上有大幅的進步，高度交叉連結(Highly Cross-linking)技術的應用，提升全人工膝關節植入物的耐用程度。依目前臨床報告顯示,高度交叉連結聚乙烯組件相較於一般聚乙烯組件，能明顯減少聚乙烯磨損量。"	全人工膝關節術後超過2年而需進行再次重建手術的案例中，高達44%的案例與聚乙烯品項的磨損有直接的關係。因此，如何能有效的減緩聚乙烯品項的磨損，以延長全人工膝關節使用壽命，已經成為骨科醫師所需要重視的議題。	46000	FBZ007513002	應確認有固定在人工腥骨上避免鬆脫
1559	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-30-17	TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-30-17	人工膝關節使用在有下列幾種膝疼痛及無能力係由於風濕性關節炎、骨關節炎、初次及再次外傷性關節炎、多數關節炎、膠原病症、股骨無血管壞死症或假痛風、後外傷骨關節外型喪失特別是膝蓋股與股骨的糜爛、官能不良或先前的膝蓋骨切除術、輕微的內翻足、外翻足屈曲變形。	無	"使用新一代製程技術,將高分子聚乙烯材質組成立體架構更大更強的分子結構,產生具有較傳統材質更高度抗磨損的特性"	耐磨度提高、延後可能需第二次開刀時機	46000	FBZ007513002	* 避免摩擦，或撞擊本器材 * 持續監測新的或反覆出現的感染 * 使用此醫材可能導致髕骨韌帶處於高伸展狀態 * 禁忌症包括：關節感染，脛骨、股骨、髕骨表面骨質不佳，神經性關節疾病
1560	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-40-10	TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-40-10	膝關節重建手術使用	植入物的組件的鬆動、彎曲、裂縫、或斷裂，植入物斷裂可能在創傷、劇烈活動、不適當的對準或使用壽命期間發	超耐磨脛骨關節面襯墊比傳統脛骨關節面襯墊可以降低42-73%的磨損率，意即可延長將近一至四倍的使用年限，可避免未來膝關節重建所需之醫療支出和社會經濟成本損失。	由於高交聯的技術使襯墊分子較細，表面更光滑，因此可以減少磨耗，增加使用年限。2.高彎曲設計，膝關節可彎曲至155度，身體活動度不受限制	46000	FBZ007513002	無
1561	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-32-12	TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-32-12	膝關節重建手術使用	植入物的組件的鬆動、彎曲、裂縫、或斷裂，植入物斷裂可能在創傷、劇烈活動、不適當的對準或使用壽命期間發	超耐磨脛骨關節面襯墊比傳統脛骨關節面襯墊可以降低42-73%的磨損率，意即可延長將近一至四倍的使用年限，可避免未來膝關節重建所需之醫療支出和社會經濟成本損失。	由於高交聯的技術使襯墊分子較細，表面更光滑，因此可以減少磨耗，增加使用年限。2.高彎曲設計，膝關節可彎曲至155度，身體活動度不受限制	46000	FBZ007513002	無
1562	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-30-14	TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-30-14	依2002年，在Clinical Orthopaedic Related Res.期刊所發表並獲得Insall Award Paper的研究報告中:TKA術後超過2年而需進Revision重建手術的案例中，高達44%的案例均與超高分子PE聚乙烯的磨損有直接的關係。使用於耐磨的髕骨墊片可以延長使用年限	如發生感染可能導致治療失敗	"全人工膝關節聚乙烯組件近年來在製造技術上有大幅的進步，高度交叉連結(Highly Cross-linking)技術的應用，提升全人工膝關節植入物的耐用程度。依目前臨床報告顯示,高度交叉連結聚乙烯組件相較於一般聚乙烯組件，能明顯減少聚乙烯磨損量。"	全人工膝關節術後超過2年而需進行再次重建手術的案例中，高達44%的案例與聚乙烯品項的磨損有直接的關係。因此，如何能有效的減緩聚乙烯品項的磨損，以延長全人工膝關節使用壽命，已經成為骨科醫師所需要重視的議題。	46000	FBZ007513002	應確認有固定在人工腥骨上避免鬆脫
1563	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-32-17	TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-32-17	人工膝關節使用在有下列幾種膝疼痛及無能力係由於風濕性關節炎、骨關節炎、初次及再次外傷性關節炎、多數關節炎、膠原病症、股骨無血管壞死症或假痛風、後外傷骨關節外型喪失特別是膝蓋股與股骨的糜爛、官能不良或先前的膝蓋骨切除術、輕微的內翻足、外翻足屈曲變形。	無	"使用新一代製程技術,將高分子聚乙烯材質組成立體架構更大更強的分子結構,產生具有較傳統材質更高度抗磨損的特性"	耐磨度提高、延後可能需第二次開刀時機	46000	FBZ007513002	* 避免摩擦，或撞擊本器材 * 持續監測新的或反覆出現的感染 * 使用此醫材可能導致髕骨韌帶處於高伸展狀態 * 禁忌症包括：關節感染，脛骨、股骨、髕骨表面骨質不佳，神經性關節疾病
1564	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-40-17	TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-40-17	人工膝關節使用在有下列幾種膝疼痛及無能力係由於風濕性關節炎、骨關節炎、初次及再次外傷性關節炎、多數關節炎、膠原病症、股骨無血管壞死症或假痛風、後外傷骨關節外型喪失特別是膝蓋股與股骨的糜爛、官能不良或先前的膝蓋骨切除術、輕微的內翻足、外翻足屈曲變形。	無	"使用新一代製程技術,將高分子聚乙烯材質組成立體架構更大更強的分子結構,產生具有較傳統材質更高度抗磨損的特性"	耐磨度提高、延後可能需第二次開刀時機	46000	FBZ007513002	* 避免摩擦，或撞擊本器材 * 持續監測新的或反覆出現的感染 * 使用此醫材可能導致髕骨韌帶處於高伸展狀態 * 禁忌症包括：關節感染，脛骨、股骨、髕骨表面骨質不佳，神經性關節疾病

1565	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-40-12	TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-40-12	膝關節重建手術使用	植入物的組件的鬆動、彎曲、裂縫、或斷裂。植入物斷裂可能在創傷、劇烈活動、不適當的對準或使用壽命期間發	超耐磨脛骨關節面襯墊比傳統脛骨關節面襯墊可以降低42-73%的磨損率，意即可延長將近一至四倍的使用年限，可避免未來膝關節重建所需之醫療支出和社會經濟成本損失。	由於高交聯的技術使襯墊分子較細，表面更光滑，因此可以減少磨耗，增加使用年限。2.高彎曲設計，膝關節可彎曲至155度，身體活動度不受限制	46000	FBZ007513002	無
1566	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-32-14	TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-32-14	微創全人工膝關節脛骨組件與延長桿可配合微創全人工膝關節手術，縮短手術時間，讓病人傷口小、失血量少、疼痛減少、住院時間短、及復原速度快。延長桿同時可以加強整個脛骨組件在脊頭上的穩定性。	如發生感染可能導致治療失敗	使用特殊器械和暫時替代物，可協助執行膝關節手術的正確性，由於使用特殊的器械可減小手術傷口和減少對組織的破壞，病人可提早進行復健，並且提早出院以恢復正常行動能力與日常生活。	健保項目無延長桿，所以會使此產品的穩定性下降。但若於加上延長桿，此產品的使用年限及穩定性都會大大提升。	46000	FBZ007513002	應確認有固定在人工脛骨上避免鬆脫
1567	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-41-14	TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-41-14	依2002年，在Clinical Orthopaedic Related Res.期刊所發表並獲得Insall Award Paper的研究報告中:TKA術後超過2年而需進Revision重建手術的案例中，高達44%的案例均與超高分子PE聚乙烯的磨損有直接的關係。使用於耐磨的髕骨墊片可以延長使用年限	無	"全人工膝關節聚乙烯組件近年來在製造技術上有大幅的進步，高度交叉連結(Highly Cross-linking)技術的應用，提升全人工膝關節植入物的耐用程度。依目前臨床報告顯示,高度交叉連結聚乙烯組件相較於一般聚乙烯組件，能明顯減少聚乙烯磨損量。"	全人工膝關節術後超過2年而需進行再次重建手術的案例中，高達44%的案例與聚乙烯品項的磨損有直接的關係。因此，如何能有效的減緩聚乙烯品項的磨損，以延長全人工膝關節使用壽命，已經成為骨科醫師所需要重視的議題。	46000	FBZ007513002	無
1568	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-41-10	TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-41-10	依2002年，在Clinical Orthopaedic Related Res.期刊所發表並獲得Insall Award Paper的研究報告中:TKA術後超過2年而需進Revision重建手術的案例中，高達44%的案例均與超高分子PE聚乙烯的磨損有直接的關係。使用於耐磨的髕骨墊片可以延長使用年限	無	"全人工膝關節聚乙烯組件近年來在製造技術上有大幅的進步，高度交叉連結(Highly Cross-linking)技術的應用，提升全人工膝關節植入物的耐用程度。依目前臨床報告顯示,高度交叉連結聚乙烯組件相較於一般聚乙烯組件，能明顯減少聚乙烯磨損量。"	全人工膝關節術後超過2年而需進行再次重建手術的案例中，高達44%的案例與聚乙烯品項的磨損有直接的關係。因此，如何能有效的減緩聚乙烯品項的磨損，以延長全人工膝關節使用壽命，已經成為骨科醫師所需要重視的議題。	46000	FBZ007513002	無
1569	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-41-12	TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-41-12	依2002年，在Clinical Orthopaedic Related Res.期刊所發表並獲得Insall Award Paper的研究報告中:TKA術後超過2年而需進Revision重建手術的案例中，高達44%的案例均與超高分子PE聚乙烯的磨損有直接的關係。使用於耐磨的髕骨墊片可以延長使用年限	無	"全人工膝關節聚乙烯組件近年來在製造技術上有大幅的進步，高度交叉連結(Highly Cross-linking)技術的應用，提升全人工膝關節植入物的耐用程度。依目前臨床報告顯示,高度交叉連結聚乙烯組件相較於一般聚乙烯組件，能明顯減少聚乙烯磨損量。"	全人工膝關節術後超過2年而需進行再次重建手術的案例中，高達44%的案例與聚乙烯品項的磨損有直接的關係。因此，如何能有效的減緩聚乙烯品項的磨損，以延長全人工膝關節使用壽命，已經成為骨科醫師所需要重視的議題。	46000	FBZ007513002	無
1570	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 LPS-FLEX SURFACE PROLONG GH 5-6 12MM AS:ZIMMER 5962-42-12	LPS-FLEX SURFACE PROLONG GH 5-6 12MM AS:ZIMMER 5962-42-12	依2002年，在Clinical Orthopaedic Related Res.期刊所發表並獲得Insall Award Paper的研究報告中:TKA術後超過2年而需進Revision重建手術的案例中，高達44%的案例均與超高分子PE聚乙烯的磨損有直接的關係。使用於耐磨的髕骨墊片可以延長使用年限	無	"全人工膝關節聚乙烯組件近年來在製造技術上有大幅的進步，高度交叉連結(Highly Cross-linking)技術的應用，提升全人工膝關節植入物的耐用程度。依目前臨床報告顯示,高度交叉連結聚乙烯組件相較於一般聚乙烯組件，能明顯減少聚乙烯磨損量。"	全人工膝關節術後超過2年而需進行再次重建手術的案例中，高達44%的案例與聚乙烯品項的磨損有直接的關係。因此，如何能有效的減緩聚乙烯品項的磨損，以延長全人工膝關節使用壽命，已經成為骨科醫師所需要重視的議題。	46000	FBZ007513002	無
1571	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-41-17	TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-41-17	人工膝關節使用在有下列幾種膝疼痛及無能力係由於風濕性關節炎、骨關節炎、初次及再次外傷性關節炎、多數關節炎、膠原病症、股骨無血管壞死症或假痛風、後外傷骨關節外型喪失特別是膝蓋股與股骨的摩爛、官能不良或先前的膝蓋骨切除術、輕微的內翻足、外翻足屈曲變形。	無	"使用新一代製程技術,將高分子聚乙烯材質組成立體架構更大更強的分子結構,產生具有較傳統材質更高度抗磨損的特性"	耐磨度提高、延後可能需第二次開刀時機	46000	FBZ007513002	* 避免摩擦，或撞擊本器材 * 持續監測新的或反覆出現的感染 * 使用此醫材可能導致髕骨韌帶處於高伸展狀態 * 禁忌症包括：關節感染，腫骨、股骨、髕骨表面骨質不佳、神經性關節疾病
1572	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 LPS-FLEX SURFACE PROLONG GH 5-6 10MM AS:ZIMMER 5962-42-10	LPS-FLEX SURFACE PROLONG GH 5-6 10MM AS:ZIMMER 5962-42-10	依2002年，在Clinical Orthopaedic Related Res.期刊所發表並獲得Insall Award Paper的研究報告中:TKA術後超過2年而需進Revision重建手術的案例中，高達44%的案例均與超高分子PE聚乙烯的磨損有直接的關係。使用於耐磨的髕骨墊片可以延長使用年限	無	"全人工膝關節聚乙烯組件近年來在製造技術上有大幅的進步，高度交叉連結(Highly Cross-linking)技術的應用，提升全人工膝關節植入物的耐用程度。依目前臨床報告顯示,高度交叉連結聚乙烯組件相較於一般聚乙烯組件，能明顯減少聚乙烯磨損量。"	全人工膝關節術後超過2年而需進行再次重建手術的案例中，高達44%的案例與聚乙烯品項的磨損有直接的關係。因此，如何能有效的減緩聚乙烯品項的磨損，以延長全人工膝關節使用壽命，已經成為骨科醫師所需要重視的議題。	46000	FBZ007513002	無
1573	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 LPS-FLEX SURFACE PROLONG GH 7-10 10MM AS:ZIMMER 5962-50-10	LPS-FLEX SURFACE PROLONG GH 7-10 10MM AS:ZIMMER 5962-50-10	依2002年，在Clinical Orthopaedic Related Res.期刊所發表並獲得Insall Award Paper的研究報告中:TKA術後超過2年而需進Revision重建手術的案例中，高達44%的案例均與超高分子PE聚乙烯的磨損有直接的關係。使用於耐磨的髕骨墊片可以延長使用年限	無	"全人工膝關節聚乙烯組件近年來在製造技術上有大幅的進步，高度交叉連結(Highly Cross-linking)技術的應用，提升全人工膝關節植入物的耐用程度。依目前臨床報告顯示,高度交叉連結聚乙烯組件相較於一般聚乙烯組件，能明顯減少聚乙烯磨損量。"	全人工膝關節術後超過2年而需進行再次重建手術的案例中，高達44%的案例與聚乙烯品項的磨損有直接的關係。因此，如何能有效的減緩聚乙烯品項的磨損，以延長全人工膝關節使用壽命，已經成為骨科醫師所需要重視的議題。	46000	FBZ007513002	無
1574	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 LPS-FLEX SURFACE PROLONG GH 5-6 14MM AS:ZIMMER 5962-42-14	LPS-FLEX SURFACE PROLONG GH 5-6 14MM AS:ZIMMER 5962-42-14	人工膝關節使用在有下列幾種膝疼痛及無能力係由於風濕性關節炎、骨關節炎、初次及再次外傷性關節炎、多數關節炎、膠原病症、股骨無血管壞死症或假痛風、後外傷骨關節外型喪失特別是膝蓋股與股骨的摩爛、官能不良或先前的膝蓋骨切除術、輕微的內翻足、外翻足屈曲變形。	無	"使用新一代製程技術,將高分子聚乙烯材質組成立體架構更大更強的分子結構,產生具有較傳統材質更高度抗磨損的特性"	耐磨度提高、延後可能需第二次開刀時機	46000	FBZ007513002	* 避免摩擦，或撞擊本器材 * 持續監測新的或反覆出現的感染 * 使用此醫材可能導致髕骨韌帶處於高伸展狀態 * 禁忌症包括：關節感染，腫骨、股骨、髕骨表面骨質不佳、神經性關節疾病
1575	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 LPS-FLEX SURFACE PROLONG GH 5-6 17MM AS:ZIMMER 5962-42-17	LPS-FLEX SURFACE PROLONG GH 5-6 17MM AS:ZIMMER 5962-42-17	人工膝關節使用在有下列幾種膝疼痛及無能力係由於風濕性關節炎、骨關節炎、初次及再次外傷性關節炎、多數關節炎、膠原病症、股骨無血管壞死症或假痛風、後外傷骨關節外型喪失特別是膝蓋股與股骨的摩爛、官能不良或先前的膝蓋骨切除術、輕微的內翻足、外翻足屈曲變形。	無	"使用新一代製程技術,將高分子聚乙烯材質組成立體架構更大更強的分子結構,產生具有較傳統材質更高度抗磨損的特性"	耐磨度提高、延後可能需第二次開刀時機	46000	FBZ007513002	* 避免摩擦，或撞擊本器材 * 持續監測新的或反覆出現的感染 * 使用此醫材可能導致髕骨韌帶處於高伸展狀態 * 禁忌症包括：關節感染，腫骨、股骨、髕骨表面骨質不佳、神經性關節疾病
1576	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 LPS-FLEX SURFACE PROLONG GH 7-10 17MM AS:ZIMMER 5962-50-17	LPS-FLEX SURFACE PROLONG GH 7-10 17MM AS:ZIMMER 5962-50-17	人工膝關節使用在有下列幾種膝疼痛及無能力係由於風濕性關節炎、骨關節炎、初次及再次外傷性關節炎、多數關節炎、膠原病症、股骨無血管壞死症或假痛風、後外傷骨關節外型喪失特別是膝蓋股與股骨的摩爛、官能不良或先前的膝蓋骨切除術、輕微的內翻足、外翻足屈曲變形。	無	"使用新一代製程技術,將高分子聚乙烯材質組成立體架構更大更強的分子結構,產生具有較傳統材質更高度抗磨損的特性"	耐磨度提高、延後可能需第二次開刀時機	46000	FBZ007513002	* 避免摩擦，或撞擊本器材 * 持續監測新的或反覆出現的感染 * 使用此醫材可能導致髕骨韌帶處於高伸展狀態 * 禁忌症包括：關節感染，腫骨、股骨、髕骨表面骨質不佳、神經性關節疾病
1577	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 LPS-FLEX SURFACE PROLONG GH 7-10 12MM AS:ZIMMER 5962-50-12	LPS-FLEX SURFACE PROLONG GH 7-10 12MM AS:ZIMMER 5962-50-12	依2002年，在Clinical Orthopaedic Related Res.期刊所發表並獲得Insall Award Paper的研究報告中:TKA術後超過2年而需進Revision重建手術的案例中，高達44%的案例均與超高分子PE聚乙烯的磨損有直接的關係。使用於耐磨的髕骨墊片可以延長使用年限	無	"全人工膝關節聚乙烯組件近年來在製造技術上有大幅的進步，高度交叉連結(Highly Cross-linking)技術的應用，提升全人工膝關節植入物的耐用程度。依目前臨床報告顯示,高度交叉連結聚乙烯組件相較於一般聚乙烯組件，能明顯減少聚乙烯磨損量。"	全人工膝關節術後超過2年而需進行再次重建手術的案例中，高達44%的案例與聚乙烯品項的磨損有直接的關係。因此，如何能有效的減緩聚乙烯品項的磨損，以延長全人工膝關節使用壽命，已經成為骨科醫師所需要重視的議題。	46000	FBZ007513002	無
1578	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 LPS-FLEX SURFACE PROLONG GH 7-10 14MM AS:ZIMMER 5962-50-14	LPS-FLEX SURFACE PROLONG GH 7-10 14MM AS:ZIMMER 5962-50-14	人工膝關節使用在有下列幾種膝疼痛及無能力係由於風濕性關節炎、骨關節炎、初次及再次外傷性關節炎、多數關節炎、膠原病症、股骨無血管壞死症或假痛風、後外傷骨關節外型喪失特別是膝蓋股與股骨的摩爛、官能不良或先前的膝蓋骨切除術、輕微的內翻足、外翻足屈曲變形。	無	"使用新一代製程技術,將高分子聚乙烯材質組成立體架構更大更強的分子結構,產生具有較傳統材質更高度抗磨損的特性"	耐磨度提高、延後可能需第二次開刀時機	46000	FBZ007513002	* 避免摩擦，或撞擊本器材 * 持續監測新的或反覆出現的感染 * 使用此醫材可能導致髕骨韌帶處於高伸展狀態 * 禁忌症包括：關節感染，腫骨、股骨、髕骨表面骨質不佳、神經性關節疾病
1579	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE LPS-FLEX SURFACE PROLONG EF 7-10 14MM AS:ZIMMER 5962-51-14	TOTAL KNEE LPS-FLEX SURFACE PROLONG EF 7-10 14MM AS:ZIMMER 5962-51-14	人工膝關節使用在有下列幾種膝疼痛及無能力係由於風濕性關節炎、骨關節炎、初次及再次外傷性關節炎、多數關節炎、膠原病症、股骨無血管壞死症或假痛風、後外傷骨關節外型喪失特別是膝蓋股與股骨的摩爛、官能不良或先前的膝蓋骨切除術、輕微的內翻足、外翻足屈曲變形。	無	"使用新一代製程技術,將高分子聚乙烯材質組成立體架構更大更強的分子結構,產生具有較傳統材質更高度抗磨損的特性"	耐磨度提高、延後可能需第二次開刀時機	46000	FBZ007513002	* 避免摩擦，或撞擊本器材 * 持續監測新的或反覆出現的感染 * 使用此醫材可能導致髕骨韌帶處於高伸展狀態 * 禁忌症包括：關節感染，腫骨、股骨、髕骨表面骨質不佳、神經性關節疾病

1580	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE LPS-FLEX SURFACE PROLONG EF 7-10 10MM AS:ZIMMER 5962-51-10	TOTAL KNEE LPS-FLEX SURFACE PROLONG EF 7-10 10MM AS:ZIMMER 5962-51-10	依2002年，在Clinical Orthopaedic Related Res.期刊所發表並獲得Insall Award Paper的研究報告中:TKA術後超過2年而需進Revision重建手術的案例中，高達44%的案例均與超高分子PE聚乙烯的磨損有直接的關係。使用於耐磨的髕骨墊片可以延長使用年限	無	"全人工膝關節聚乙烯組件近年來在製造技術上有大幅的進步，高度交叉連結(Highly Cross-linking)技術的應用，提升全人工膝關節植入物的耐用程度。依目前臨床報告顯示,高度交叉連結聚乙烯組件相較於一般聚乙烯組件，能明顯減少聚乙烯磨損量。"	全人工膝關節術後超過2年而需進行再次重建手術的案例中，高達44%的案例與聚乙烯品項的磨損有直接的關係。因此，如何能有效的減緩聚乙烯品項的磨損，以延長全人工膝關節使用壽命，已經成為骨科醫師所需要重視的議題。	46000	FBZ007513002	無
1581	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE LPS-FLEX SURFACE PROLONG EF 7-10 12MM AS:ZIMMER 5962-51-12	TOTAL KNEE LPS-FLEX SURFACE PROLONG EF 7-10 12MM AS:ZIMMER 5962-51-12	依2002年，在Clinical Orthopaedic Related Res.期刊所發表並獲得Insall Award Paper的研究報告中:TKA術後超過2年而需進Revision重建手術的案例中，高達44%的案例均與超高分子PE聚乙烯的磨損有直接的關係。使用於耐磨的髕骨墊片可以延長使用年限	無	"全人工膝關節聚乙烯組件近年來在製造技術上有大幅的進步，高度交叉連結(Highly Cross-linking)技術的應用，提升全人工膝關節植入物的耐用程度。依目前臨床報告顯示,高度交叉連結聚乙烯組件相較於一般聚乙烯組件，能明顯減少聚乙烯磨損量。"	全人工膝關節術後超過2年而需進行再次重建手術的案例中，高達44%的案例與聚乙烯品項的磨損有直接的關係。因此，如何能有效的減緩聚乙烯品項的磨損，以延長全人工膝關節使用壽命，已經成為骨科醫師所需要重視的議題。	46000	FBZ007513002	無
1582	骨板系統固定螺絲 3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 14MM AS:ZIMMER 2347-20-14	3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 14MM AS:ZIMMER 2347-20-14	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1583	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE LPS-FLEX SURFACE PROLONG EF 7-10 17MM AS:ZIMMER 5962-51-17	TOTAL KNEE LPS-FLEX SURFACE PROLONG EF 7-10 17MM AS:ZIMMER 5962-51-17	人工膝關節使用在有下列幾種膝疼痛及無能力係由於風濕性關節炎、骨關節炎、初次及再次外傷性關節炎、多數關節炎、膝原病症、股骨無血管壞死症或假痛風、後外傷骨關節外型喪失特別是膝蓋股與股骨的磨燭、官能不良或先前的膝蓋骨切除術、輕微的內翻足、外翻足屈曲變形。	無	"使用新一代製程技術,將高分子聚乙烯材質組成立體架構更大更強的分子結構,產生具有較傳統材質更高度抗磨損的特性"	耐磨度提高、延後可能需第二次開刀時機	46000	FBZ007513002	* 避免摩擦，或撞擊本器材 * 持續監測新的或反覆出現的感染 * 使用此醫材可能導致髕骨韌帶處於高伸展狀態 * 禁忌症包括：關節感染，腥骨、股骨、髕骨表面骨質不佳、神經性關節疾病
1584	骨板系統固定螺絲3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS12MM AS:ZIMMER 2347-20-12	3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS12MM AS:ZIMMER 2347-20-12	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1585	骨板系統固定螺絲 3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 20MM AS:ZIMMER 2347-20-20	3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 20MM AS:ZIMMER 2347-20-20	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1586	骨板系統固定螺絲 3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 16MM AS:ZIMMER 2347-20-16	3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 16MM AS:ZIMMER 2347-20-16	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1587	骨板系統固定螺絲 3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 18MM AS:ZIMMER 2347-20-18	3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 18MM AS:ZIMMER 2347-20-18	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1588	骨板系統固定螺絲 3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 26MM AS:ZIMMER 2347-20-26	3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 26MM AS:ZIMMER 2347-20-26	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1589	骨板系統固定螺絲 3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 22MM AS:ZIMMER 2347-20-22	3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 22MM AS:ZIMMER 2347-20-22	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1590	骨板系統固定螺絲 3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 24MM AS:ZIMMER 2347-20-24	3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 24MM AS:ZIMMER 2347-20-24	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1591	骨板系統固定螺絲 3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 32M AS:ZIMMER 2347-20-32	3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 32M AS:ZIMMER 2347-20-32	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1592	骨板系統固定螺絲 3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 28M AS:ZIMMER 2347-20-28	3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 28M AS:ZIMMER 2347-20-28	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1593	骨板系統固定螺絲 3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 30M AS:ZIMMER 2347-20-30	3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 30M AS:ZIMMER 2347-20-30	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1594	骨板系統固定螺絲 3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 38M AS:ZIMMER 2347-20-38	3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 38M AS:ZIMMER 2347-20-38	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1595	骨板系統固定螺絲 3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 34M AS:ZIMMER 2347-20-34	3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 34M AS:ZIMMER 2347-20-34	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷

1596	骨板系統固定螺絲 3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 36M AS:ZIMMER 2347-20-36	3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 36M AS:ZIMMER 2347-20-36	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1597	骨板系統固定螺絲 3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 44M AS:ZIMMER 2347-20-44	3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 44M AS:ZIMMER 2347-20-44	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1598	骨板系統固定螺絲 3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 40M AS:ZIMMER 2347-20-40	3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 40M AS:ZIMMER 2347-20-40	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1599	骨板系統固定螺絲 3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 42M AS:ZIMMER 2347-20-42	3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 42M AS:ZIMMER 2347-20-42	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1600	骨板系統固定螺絲 3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 50M AS:ZIMMER 2347-20-50	3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 50M AS:ZIMMER 2347-20-50	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1601	骨板系統固定螺絲 3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 46M AS:ZIMMER 2347-20-46	3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 46M AS:ZIMMER 2347-20-46	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1602	骨板系統固定螺絲 3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 48M AS:ZIMMER 2347-20-48	3.5MM SELF-TAPPING CORTICAL SCREWS 48M AS:ZIMMER 2347-20-48	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1603	骨板系統骨螺釘 3.5MM CONICAL SCREW 12MM AS:ZIMMER 2348-12-35	3.5MM CONICAL SCREW 12MM AS:ZIMMER 2348-12-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1604	骨板系統骨螺釘 3.5MM CONICAL SCREW 8MM AS:ZIMMER 2348-08-35	3.5MM CONICAL SCREW 8MM AS:ZIMMER 2348-08-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1605	骨板系統骨螺釘 3.5MM CONICAL SCREW 10MM AS:ZIMMER 2348-10-35	3.5MM CONICAL SCREW 10MM AS:ZIMMER 2348-10-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1606	骨板系統骨螺釘 3.5MM CONICAL SCREW 18MM AS:ZIMMER 2348-18-35	3.5MM CONICAL SCREW 18MM AS:ZIMMER 2348-18-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1607	骨板系統骨螺釘 3.5MM CONICAL SCREW 14MM AS:ZIMMER 2348-14-35	3.5MM CONICAL SCREW 14MM AS:ZIMMER 2348-14-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1608	骨板系統骨螺釘 3.5MM CONICAL SCREW 16MM AS:ZIMMER 2348-16-35	3.5MM CONICAL SCREW 16MM AS:ZIMMER 2348-16-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1609	骨板系統骨螺釘 3.5MM CONICAL SCREW 24MM AS:ZIMMER 2348-24-35	3.5MM CONICAL SCREW 24MM AS:ZIMMER 2348-24-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1610	骨板系統骨螺釘 3.5MM CONICAL SCREW 20MM AS:ZIMMER 2348-20-35	3.5MM CONICAL SCREW 20MM AS:ZIMMER 2348-20-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1611	骨板系統骨螺釘 3.5MM CONICAL SCREW 22MM AS:ZIMMER 2348-22-35	3.5MM CONICAL SCREW 22MM AS:ZIMMER 2348-22-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷

1612	骨板系統骨螺釘 3.5MM CONICAL SCREW 26MM AS:ZIMMER 2348-26-35	3.5MM CONICAL SCREW 26MM AS:ZIMMER 2348-26-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1613	骨板系統骨螺釘 3.5MM CONICAL SCREW 28MM AS:ZIMMER 2348-28-35	3.5MM CONICAL SCREW 28MM AS:ZIMMER 2348-28-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1614	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 6H RIGHT AS:ZIMMER 2357-03-06	3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 6H RIGHT AS:ZIMMER 2357-03-06	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	67000	FBZ009500003	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1615	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 8H RIGHT AS:ZIMMER 2357-03-08	3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 8H RIGHT AS:ZIMMER 2357-03-08	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	67000	FBZ009500003	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1616	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 12H RIGHT AS:ZIMMER 2357-03-12	3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 12H RIGHT AS:ZIMMER 2357-03-12	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	67000	FBZ009500003	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1617	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 14H RIGHT AS:ZIMMER 2357-03-14	3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 14H RIGHT AS:ZIMMER 2357-03-14	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	67000	FBZ009500003	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1618	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 10H RIGHT AS:ZIMMER 2357-03-10	3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 10H RIGHT AS:ZIMMER 2357-03-10	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	67000	FBZ009500003	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1619	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 6H LEFT AS:ZIMMER 2357-04-06	3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 6H LEFT AS:ZIMMER 2357-04-06	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	67000	FBZ009500003	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1620	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 8H LEFT AS:ZIMMER 2357-04-08	3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 8H LEFT AS:ZIMMER 2357-04-08	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	67000	FBZ009500003	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1621	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 16H RIGHT AS:ZIMMER 2357-03-16	3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 16H RIGHT AS:ZIMMER 2357-03-16	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	67000	FBZ009500003	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1622	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 12H LEFT AS:ZIMMER 2357-04-12	3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 12H LEFT AS:ZIMMER 2357-04-12	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	67000	FBZ009500003	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1623	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 14H LEFT AS:ZIMMER 2357-04-14	3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 14H LEFT AS:ZIMMER 2357-04-14	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	67000	FBZ009500003	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1624	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 10H LEFT AS:ZIMMER 2357-04-10	3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 10H LEFT AS:ZIMMER 2357-04-10	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	67000	FBZ009500003	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1625	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 6H RIGHT AS:ZIMMER 2357-07-06	DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 6H RIGHT AS:ZIMMER 2357-07-06	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	67000	FBZ009500004	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1626	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 8H RIGHT AS:ZIMMER 2357-07-08	DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 8H RIGHT AS:ZIMMER 2357-07-08	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	67000	FBZ009500004	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1627	西美骨板系統 3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 16H LEFT AS:ZIMMER 2357-04-16	3.5MM PROXIMAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 16H LEFT AS:ZIMMER 2357-04-16	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	67000	FBZ009500003	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷

1628	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 14H RIGHT AS:ZIMMER 2357-07-14	DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 14H RIGHT AS:ZIMMER 2357-07-14	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	67000	FBZ009500004	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1629	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 18H RIGHT AS:ZIMMER 2357-07-18	DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 18H RIGHT AS:ZIMMER 2357-07-18	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	67000	FBZ009500004	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1630	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 10H RIGHT AS:ZIMMER 2357-07-10	DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 10H RIGHT AS:ZIMMER 2357-07-10	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	67000	FBZ009500004	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1631	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 8H LEFT AS:ZIMMER 2357-08-08	DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 8H LEFT AS:ZIMMER 2357-08-08	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	67000	FBZ009500004	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1632	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 10H LEFT AS:ZIMMER 2357-08-10	DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 10H LEFT AS:ZIMMER 2357-08-10	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	67000	FBZ009500004	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1633	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 6H LEFT AS:ZIMMER 2357-08-06	DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 6H LEFT AS:ZIMMER 2357-08-06	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	67000	FBZ009500004	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1634	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 18H LEFT AS:ZIMMER 2357-08-18	DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 18H LEFT AS:ZIMMER 2357-08-18	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	67000	FBZ009500004	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1635	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 6H RIGHT LEFT AS:ZIMMER 2357-09-06	DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 6H RIGHT LEFT AS:ZIMMER 2357-09-06	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	67000	FBZ009500004	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1636	西美骨板系統 DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 14H LEFT AS:ZIMMER 2357-08-14	DISTAL MEDIAL TIBIAL LOCKING PLATE 14H LEFT AS:ZIMMER 2357-08-14	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	67000	FBZ009500004	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1637	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 10H RIGHT AS:ZIMMER 2357-09-10	DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 10H RIGHT AS:ZIMMER 2357-09-10	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	67000	FBZ009500004	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1638	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 14H RIGHT AS:ZIMMER 2357-09-14	DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 14H RIGHT AS:ZIMMER 2357-09-14	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	67000	FBZ009500004	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1639	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 8H RIGHT AS:ZIMMER 2357-09-08	DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 8H RIGHT AS:ZIMMER 2357-09-08	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	67000	FBZ009500004	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1640	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 6H LEFT RIGHT AS:ZIMMER 2357-10-06	DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 6H LEFT RIGHT AS:ZIMMER 2357-10-06	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	67000	FBZ009500004	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1641	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 8H LEFT AS:ZIMMER 2357-10-08	DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 8H LEFT AS:ZIMMER 2357-10-08	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	67000	FBZ009500004	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1642	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 18H RIGHT AS:ZIMMER 2357-09-18	DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 18H RIGHT AS:ZIMMER 2357-09-18	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	67000	FBZ009500004	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1643	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 14H LEFT AS:ZIMMER 2357-10-14	DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 14H LEFT AS:ZIMMER 2357-10-14	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	67000	FBZ009500004	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷

1644	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 18H LEFT AS:ZIMMER 2357-10-18	DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 18H LEFT AS:ZIMMER 2357-10-18	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	67000	FBZ009500004	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1645	西美骨板系統 DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 10H LEFT AS:ZIMMER 2357-10-10	DISTAL LATERAL TIBIAL LOCKING PLATE 10H LEFT AS:ZIMMER 2357-10-10	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	67000	FBZ009500004	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1646	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 6H 114MM RIGHT AS:ZIMMER 2358-01-06	PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 6H 114MM RIGHT AS:ZIMMER 2358-01-06	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	64000	FBZ009500006	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1647	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 8H 138MM RIGHT AS:ZIMMER 2358-01-08	PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 8H 138MM RIGHT AS:ZIMMER 2358-01-08	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	64000	FBZ009500006	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1648	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 4H 90MM RIGHT AS:ZIMMER 2358-01-04	PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 4H 90MM RIGHT AS:ZIMMER 2358-01-04	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	64000	FBZ009500006	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1649	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 16H 234MM RIGHT AS:ZIMMER 2358-01-16	PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 16H 234MM RIGHT AS:ZIMMER 2358-01-16	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	64000	FBZ009500006	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1650	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 8H 138MM LEFT AS:ZIMMER 2358-02-08	PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 8H 138MM LEFT AS:ZIMMER 2358-02-08	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	64000	FBZ009500006	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1651	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 4H 90MM LEFT AS:ZIMMER 2358-02-04	PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 4H 90MM LEFT AS:ZIMMER 2358-02-04	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	64000	FBZ009500006	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1652	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 12H 186MM RIGHT AS:ZIMMER 2358-01-12	PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 12H 186MM RIGHT AS:ZIMMER 2358-01-12	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	64000	FBZ009500006	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1653	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 6H 114MM LEFT AS:ZIMMER 2358-02-06	PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 6H 114MM LEFT AS:ZIMMER 2358-02-06	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	64000	FBZ009500006	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1654	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 16H 234MM LEFT AS:ZIMMER 2358-02-16	PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 16H 234MM LEFT AS:ZIMMER 2358-02-16	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	64000	FBZ009500006	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1655	骨板系統 PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 12H 186MM LEFT AS:ZIMMER 2358-02-12	PROXIMAL LATERAL HUMERAL LOCKING PLATE 12H 186MM LEFT AS:ZIMMER 2358-02-12	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	64000	FBZ009500006	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1656	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 8HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-013-08	DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 8HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-013-08	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，可針對骨折疏鬆或粉碎性骨折，達成有強於傳統鋼板的四倍以上固定力，減少鋼板鬆脫的併發症	如發生感染可能導致治療失敗	捷邁近關節面互鎖式鋼板採特殊鋼材，強度為健保鋼材3倍，同時此鋼材不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之臨床問題。此互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健及回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。	針對骨質疏鬆或粉碎性骨折的病人，傳統鋼板的固定力，較互鎖式鋼板差。	41000	FBZ009500007	若開放性骨折的病人，要確定傷口無感染後，才可使用
1657	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 3HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-013-03	DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 3HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-013-03	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	41000	FBZ009500007	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1658	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 6HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-013-06	DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 6HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-013-06	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	41000	FBZ009500007	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1659	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE 10HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-013-10	DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE 10HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-013-10	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	41000	FBZ009500007	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷

1660	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 4HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-013-04	DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 4HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-013-04	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，可針對骨折疏鬆或粉碎性骨折，達成有強於傳統鋼板的四倍以上固定力，減少鋼板鬆脫的併發症	如發生感染可能導致治療失敗	捷邁近關節面互鎖式鋼板採特殊鋼材，強度為健保鋼材3倍，同時此鋼材不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之臨床問題。此互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健及回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。	針對骨質疏鬆或粉碎性骨折的病人，傳統鋼板的固定力，較互鎖式鋼板差。	41000	FBZ009500007	若開放性骨折的病人，要確定傷口無感染後，才可使用
1661	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 3 HOLE LEFT AS:ZIMMER 2358-014-03	DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 3 HOLE LEFT AS:ZIMMER 2358-014-03	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	41000	FBZ009500007	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1662	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 10HOLE LEFT AS:ZIMMER 2358-014-10	DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 10HOLE LEFT AS:ZIMMER 2358-014-10	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	41000	FBZ009500007	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1663	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 4 HOLE LEFT AS:ZIMMER 2358-014-04	DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 4 HOLE LEFT AS:ZIMMER 2358-014-04	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，可針對骨折疏鬆或粉碎性骨折，達成有強於傳統鋼板的四倍以上固定力，減少鋼板鬆脫的併發症	如發生感染可能導致治療失敗	捷邁近關節面互鎖式鋼板採特殊鋼材，強度為健保鋼材3倍，同時此鋼材不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之臨床問題。此互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健及回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。	針對骨質疏鬆或粉碎性骨折的病人，傳統鋼板的固定力，較互鎖式鋼板差。	41000	FBZ009500007	若開放性骨折的病人，要確定傷口無感染後，才可使用
1664	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 8 HOLE LEFT AS:ZIMMER 2358-014-08	DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 8 HOLE LEFT AS:ZIMMER 2358-014-08	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，可針對骨折疏鬆或粉碎性骨折，達成有強於傳統鋼板的四倍以上固定力，減少鋼板鬆脫的併發症	如發生感染可能導致治療失敗	捷邁近關節面互鎖式鋼板採特殊鋼材，強度為健保鋼材3倍，同時此鋼材不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之臨床問題。此互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健及回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。	針對骨質疏鬆或粉碎性骨折的病人，傳統鋼板的固定力，較互鎖式鋼板差。	41000	FBZ009500007	若開放性骨折的病人，要確定傷口無感染後，才可使用
1665	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE 12HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-013-12	DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE 12HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-013-12	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	41000	FBZ009500007	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1666	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 3HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-017-03	DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 3HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-017-03	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	41000	FBZ009500007	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1667	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 4HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-017-04	DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 4HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-017-04	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，可針對骨折疏鬆或粉碎性骨折，達成有強於傳統鋼板的四倍以上固定力，減少鋼板鬆脫的併發症	如發生感染可能導致治療失敗	捷邁近關節面互鎖式鋼板採特殊鋼材，強度為健保鋼材3倍，同時此鋼材不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之臨床問題。此互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健及回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。	針對骨質疏鬆或粉碎性骨折的病人，傳統鋼板的固定力，較互鎖式鋼板差。	41000	FBZ009500007	若開放性骨折的病人，要確定傷口無感染後，才可使用
1668	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 12HOLE LEFT AS:ZIMMER 2358-014-12	DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 12HOLE LEFT AS:ZIMMER 2358-014-12	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	41000	FBZ009500007	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1669	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 6 HOLE LEFT AS:ZIMMER 2358-014-06	DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 6 HOLE LEFT AS:ZIMMER 2358-014-06	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，可針對骨折疏鬆或粉碎性骨折，達成有強於傳統鋼板的四倍以上固定力，減少鋼板鬆脫的併發症	如發生感染可能導致治療失敗	捷邁近關節面互鎖式鋼板採特殊鋼材，強度為健保鋼材3倍，同時此鋼材不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之臨床問題。此互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健及回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。	針對骨質疏鬆或粉碎性骨折的病人，傳統鋼板的固定力，較互鎖式鋼板差。	41000	FBZ009500007	若開放性骨折的病人，要確定傷口無感染後，才可使用
1670	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 4HOLE LEFT AS:ZIMMER 2358-018-04	DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 4HOLE LEFT AS:ZIMMER 2358-018-04	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	41000	FBZ009500007	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1671	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 6HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-017-06	DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 6HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-017-06	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	41000	FBZ009500007	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1672	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 3HOLE LEFT AS:ZIMMER 2358-018-03	DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 3HOLE LEFT AS:ZIMMER 2358-018-03	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	41000	FBZ009500007	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1673	骨板系統 RADIAL STYLOID LOCKING PLATE 3 HOLE LEFT AS:ZIMMER 2358-028-03	RADIAL STYLOID LOCKING PLATE 3 HOLE LEFT AS:ZIMMER 2358-028-03	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	41000	FBZ009500007	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1674	骨板系統 DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 6HOLE LEFT AS:ZIMMER 2358-018-06	DISTAL VOLAR RADIAL LOCKING PLATE COLUMN 6HOLE LEFT AS:ZIMMER 2358-018-06	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，可針對骨折疏鬆或粉碎性骨折，達成有強於傳統鋼板的四倍以上固定力，減少鋼板鬆脫的併發症	如發生感染可能導致治療失敗	捷邁近關節面互鎖式鋼板採特殊鋼材，強度為健保鋼材3倍，同時此鋼材不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之臨床問題。此互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健及回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。	針對骨質疏鬆或粉碎性骨折的病人，傳統鋼板的固定力，較互鎖式鋼板差。	41000	FBZ009500007	若開放性骨折的病人，要確定傷口無感染後，才可使用
1675	骨板系統 RADIAL STYLOID LOCKING PLATE 5 HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-027-05	RADIAL STYLOID LOCKING PLATE 5 HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-027-05	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	41000	FBZ009500007	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷

1676	骨板系統 RADIAL STYLOID LOCKING PLATE 5 HOLE LEFT AS:ZIMMER 2358-028-05	RADIAL STYLOID LOCKING PLATE 5 HOLE LEFT AS:ZIMMER 2358-028-05	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	41000	FBZ009500007	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1677	骨板系統 RADIAL STYLOID LOCKING PLATE 3 HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-027-03	RADIAL STYLOID LOCKING PLATE 3 HOLE RIGHT AS:ZIMMER 2358-027-03	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	41000	FBZ009500007	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1678	骨板系統骨螺釘 2.4MM CONICAL SCREW 8MM AS:ZIMMER 2359-008-25	2.4MM CONICAL SCREW 8MM AS:ZIMMER 2359-008-25	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1679	骨板系統骨螺釘 2.4MM LOCKING SCREW 8MM AS:ZIMMER 2359-008-24	2.4MM LOCKING SCREW 8MM AS:ZIMMER 2359-008-24	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1680	骨板系統骨螺釘 2.4MM LOCKING SCREW 10MM AS:ZIMMER 2359-010-24	2.4MM LOCKING SCREW 10MM AS:ZIMMER 2359-010-24	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1681	骨板系統骨螺釘 2.4MM CONICAL SCREW 10MM AS:ZIMMER 2359-010-25	2.4MM CONICAL SCREW 10MM AS:ZIMMER 2359-010-25	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1682	骨板系統骨螺釘 2.4MM LOCKING SCREW 12MM AS:ZIMMER 2359-012-24	2.4MM LOCKING SCREW 12MM AS:ZIMMER 2359-012-24	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1683	骨板系統骨螺釘 2.4MM CONICAL SCREW 12MM AS:ZIMMER 2359-012-25	2.4MM CONICAL SCREW 12MM AS:ZIMMER 2359-012-25	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1684	骨板系統固定螺絲 3.5MM LOCKING SCREW 12MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-012-35	3.5MM LOCKING SCREW 12MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-012-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1685	骨板系統骨螺釘 2.4MM LOCKING SCREW 14MM AS:ZIMMER 2359-014-24	2.4MM LOCKING SCREW 14MM AS:ZIMMER 2359-014-24	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1686	骨板系統骨螺釘 2.4MM CONICAL SCREW 14MM AS:ZIMMER 2359-014-25	2.4MM CONICAL SCREW 14MM AS:ZIMMER 2359-014-25	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1687	骨板系統固定螺絲 3.5MM LOCKING SCREW 14MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-014-35	3.5MM LOCKING SCREW 14MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-014-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1688	骨板系統骨螺釘 2.4MM LOCKING SCREW 16MM AS:ZIMMER 2359-016-24	2.4MM LOCKING SCREW 16MM AS:ZIMMER 2359-016-24	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1689	骨板系統骨螺釘 2.4MM CONICAL SCREW 16MM AS:ZIMMER 2359-016-25	2.4MM CONICAL SCREW 16MM AS:ZIMMER 2359-016-25	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1690	骨板系統固定螺絲 3.5MM LOCKING SCREW 16MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-016-35	3.5MM LOCKING SCREW 16MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-016-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1691	骨板系統骨螺釘 1.8MM LOCKING PEG SCREW 18MM AS:ZIMMER 2359-018-18	1.8MM LOCKING PEG SCREW 18MM AS:ZIMMER 2359-018-18	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷

1692	骨板系統骨螺釘 2.4MM LOCKING SCREW 18MM AS:ZIMMER 2359-018-24	2.4MM LOCKING SCREW 18MM AS:ZIMMER 2359-018-24	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1693	骨板系統骨螺釘 2.4MM CONICAL SCREW 18MM AS:ZIMMER 2359-018-25	2.4MM CONICAL SCREW 18MM AS:ZIMMER 2359-018-25	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1694	骨板系統固定螺絲 3.5MM LOCKING SCREW 18MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-018-35	3.5MM LOCKING SCREW 18MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-018-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1695	骨板系統骨螺釘 1.8MM LOCKING PEG SCREW 20MM AS:ZIMMER 2359-020-18	1.8MM LOCKING PEG SCREW 20MM AS:ZIMMER 2359-020-18	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1696	骨板系統骨螺釘 2.4MM LOCKING SCREW 20MM AS:ZIMMER 2359-020-24	2.4MM LOCKING SCREW 20MM AS:ZIMMER 2359-020-24	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1697	骨板系統骨螺釘 2.4MM CONICAL SCREW 20MM AS:ZIMMER 2359-020-25	2.4MM CONICAL SCREW 20MM AS:ZIMMER 2359-020-25	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1698	骨板系統固定螺絲 3.5MM LOCKING SCREW 20MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-020-35	3.5MM LOCKING SCREW 20MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-020-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1699	骨板系統骨螺釘 1.8MM LOCKING PEG SCREW 22MM AS:ZIMMER 2359-022-18	1.8MM LOCKING PEG SCREW 22MM AS:ZIMMER 2359-022-18	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1700	骨板系統骨螺釘 2.4MM LOCKING SCREW 22MM AS:ZIMMER 2359-022-24	2.4MM LOCKING SCREW 22MM AS:ZIMMER 2359-022-24	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1701	骨板系統骨螺釘 2.4MM CONICAL SCREW 22MM AS:ZIMMER 2359-022-25	2.4MM CONICAL SCREW 22MM AS:ZIMMER 2359-022-25	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1702	骨板系統固定螺絲 3.5MM LOCKING SCREW 22MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-022-35	3.5MM LOCKING SCREW 22MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-022-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1703	骨板系統骨螺釘 1.8MM LOCKING PEG SCREW 24MM AS:ZIMMER 2359-024-18	1.8MM LOCKING PEG SCREW 24MM AS:ZIMMER 2359-024-18	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1704	骨板系統骨螺釘 2.4MM LOCKING SCREW 24MM AS:ZIMMER 2359-024-24	2.4MM LOCKING SCREW 24MM AS:ZIMMER 2359-024-24	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1705	骨板系統骨螺釘 2.4MM CONICAL SCREW 24MM AS:ZIMMER 2359-024-25	2.4MM CONICAL SCREW 24MM AS:ZIMMER 2359-024-25	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1706	骨板系統固定螺絲 3.5MM LOCKING SCREW 24MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-024-35	3.5MM LOCKING SCREW 24MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-024-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1707	骨板系統骨螺釘 2.4MM LOCKING SCREW 26MM AS:ZIMMER 2359-026-24	2.4MM LOCKING SCREW 26MM AS:ZIMMER 2359-026-24	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷

1708	骨板系統骨螺釘 2.4MM CONICAL SCREW 26MM AS:ZIMMER 2359-026-25	2.4MM CONICAL SCREW 26MM AS:ZIMMER 2359-026-25	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1709	骨板系統固定螺絲 3.5MM LOCKING SCREW 26MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-026-35	3.5MM LOCKING SCREW 26MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-026-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1710	骨板系統骨螺釘 2.4MM LOCKING SCREW 28MM AS:ZIMMER 2359-028-24	2.4MM LOCKING SCREW 28MM AS:ZIMMER 2359-028-24	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1711	骨板系統骨螺釘 2.4MM CONICAL SCREW 28MM AS:ZIMMER 2359-028-25	2.4MM CONICAL SCREW 28MM AS:ZIMMER 2359-028-25	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1712	骨板系統固定螺絲 3.5MM LOCKING SCREW 28MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-028-35	3.5MM LOCKING SCREW 28MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-028-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1713	骨板系統骨螺釘 2.4MM LOCKING SCREW 30MM AS:ZIMMER 2359-030-24	2.4MM LOCKING SCREW 30MM AS:ZIMMER 2359-030-24	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1714	骨板系統骨螺釘 2.4MM CONICAL SCREW 30MM AS:ZIMMER 2359-030-25	2.4MM CONICAL SCREW 30MM AS:ZIMMER 2359-030-25	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1715	骨板系統固定螺絲 3.5MM LOCKING SCREW 30MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-030-35	3.5MM LOCKING SCREW 30MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-030-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1716	骨板系統固定螺絲 3.5MM CANNULATED LOCKING SCREW 30MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-030-36	3.5MM CANNULATED LOCKING SCREW 30MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-030-36	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1717	骨板系統固定螺絲 3.5MM CANNULATED CONICAL SCREW 30MM LONG 20MM THREAD AS:ZIMMER 00-2359-030-37	3.5MM CANNULATED CONICAL SCREW 30MM LONG 20MM THREAD AS:ZIMMER 00-2359-030-37	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1718	骨板系統骨螺釘 2.4MM LOCKING SCREW 32MM AS:ZIMMER 2359-032-24	2.4MM LOCKING SCREW 32MM AS:ZIMMER 2359-032-24	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1719	骨板系統固定螺絲 3.5MM LOCKING SCREW 32MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-032-35	3.5MM LOCKING SCREW 32MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-032-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1720	骨板系統固定螺絲 3.5MM LOCKING SCREW 34MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-034-35	3.5MM LOCKING SCREW 34MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-034-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1721	骨板系統固定螺絲 3.5MM CANNULATED LOCKING SCREW 35MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-035-36	3.5MM CANNULATED LOCKING SCREW 35MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-035-36	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1722	骨板系統固定螺絲 3.5MM CANNULATED CONICAL SCREW 35MM LONG 20MM THREAD AS:ZIMMER 00-2359-035-37	3.5MM CANNULATED CONICAL SCREW 35MM LONG 20MM THREAD AS:ZIMMER 00-2359-035-37	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1723	骨板系統固定螺絲 3.5MM LOCKING SCREW 36MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-036-35	3.5MM LOCKING SCREW 36MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-036-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷

1724	骨板系統固定螺絲 3.5MM LOCKING SCREW 40MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-040-35	3.5MM LOCKING SCREW 40MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-040-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1725	骨板系統固定螺絲 3.5MM CANNULATED CONICAL SCREW 40MM LONG 20MM THREAD AS:ZIMMER 00-2359-040-37	3.5MM CANNULATED CONICAL SCREW 40MM LONG 20MM THREAD AS:ZIMMER 00-2359-040-37	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1726	骨板系統固定螺絲 3.5MM LOCKING SCREW 42MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-042-35	3.5MM LOCKING SCREW 42MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-042-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1727	骨板系統固定螺絲 3.5MM CANNULATED LOCKING SCREW 40MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-040-36	3.5MM CANNULATED LOCKING SCREW 40MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-040-36	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1728	骨板系統固定螺絲 3.5MM CANNULATED LOCKING SCREW 45MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-045-36	3.5MM CANNULATED LOCKING SCREW 45MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-045-36	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1729	骨板系統固定螺絲 3.5MM CANNULATED CONICAL SCREW 45MM LONG 20MM THREAD AS:ZIMMER 00-2359-045-37	3.5MM CANNULATED CONICAL SCREW 45MM LONG 20MM THREAD AS:ZIMMER 00-2359-045-37	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1730	骨板系統固定螺絲 3.5MM LOCKING SCREW 44MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-044-35	3.5MM LOCKING SCREW 44MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-044-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1731	骨板系統固定螺絲 3.5MM LOCKING SCREW 48MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-048-35	3.5MM LOCKING SCREW 48MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-048-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1732	骨板系統固定螺絲 3.5MM LOCKING SCREW 50MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-050-35	3.5MM LOCKING SCREW 50MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-050-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1733	骨板系統固定螺絲 3.5MM LOCKING SCREW 46MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-046-35	3.5MM LOCKING SCREW 46MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-046-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1734	骨板系統固定螺絲 3.5MM CANNULATED CONICAL SCREW 50MM LONG 20MM THREAD AS:ZIMMER 00-2359-050-37	3.5MM CANNULATED CONICAL SCREW 50MM LONG 20MM THREAD AS:ZIMMER 00-2359-050-37	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1735	西美骨板系統 3.5MM LOCKING SCREW 52MM AS:ZIMMER 00-2359-052-35	3.5MM LOCKING SCREW 52MM AS:ZIMMER 00-2359-052-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1736	骨板系統固定螺絲 3.5MM CANNULATED LOCKING SCREW 50MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-050-36	3.5MM CANNULATED LOCKING SCREW 50MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-050-36	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1737	骨板系統固定螺絲 3.5MM CANNULATED LOCKING SCREW 55MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-055-36	3.5MM CANNULATED LOCKING SCREW 55MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-055-36	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1738	骨板系統固定螺絲 3.5MM CANNULATED CONICAL SCREW 55MM LONG 20MM THREAD AS:ZIMMER 00-2359-055-37	3.5MM CANNULATED CONICAL SCREW 55MM LONG 20MM THREAD AS:ZIMMER 00-2359-055-37	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1739	西美骨板系統 3.5MM LOCKING SCREW 54MM AS:ZIMMER 00-2359-054-35	3.5MM LOCKING SCREW 54MM AS:ZIMMER 00-2359-054-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力，針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷

1740	西美骨板系統 3.5MM LOCKING SCREW 58MM AS:ZIMMER 00-2359-058-35	3.5MM LOCKING SCREW 58MM AS:ZIMMER 00-2359-058-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1741	西美骨板系統 3.5MM LOCKING SCREW 60MM AS:ZIMMER 00-2359-060-35	3.5MM LOCKING SCREW 60MM AS:ZIMMER 00-2359-060-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1742	西美骨板系統 3.5MM LOCKING SCREW 56MM AS:ZIMMER 00-2359-056-35	3.5MM LOCKING SCREW 56MM AS:ZIMMER 00-2359-056-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1743	西美骨板系統 3.5MM CANNULATED CON SCREW 60MM AS:ZIMMER 00-2359-060-37	3.5MM CANNULATED CON SCREW 60MM AS:ZIMMER 00-2359-060-37	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1744	西美骨板系統 3.5MM LOCKING SCREW 65MM AS:ZIMMER 00-2359-065-35	3.5MM LOCKING SCREW 65MM AS:ZIMMER 00-2359-065-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1745	西美骨板系統 3.5MM CANNULATED LOCKING SCREW 60MM AS:ZIMMER 00-2359-060-36	3.5MM CANNULATED LOCKING SCREW 60MM AS:ZIMMER 00-2359-060-36	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1746	西美骨板系統 3.5MM CANNULATED CON SCREW 65MM AS:ZIMMER 00-2359-065-37	3.5MM CANNULATED CON SCREW 65MM AS:ZIMMER 00-2359-065-37	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1747	西美骨板系統 3.5MM LOCKING SCREW 70MM AS:ZIMMER 00-2359-070-35	3.5MM LOCKING SCREW 70MM AS:ZIMMER 00-2359-070-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1748	西美骨板系統 3.5MM CANNULATED LOCKING SCREW 65MM AS:ZIMMER 00-2359-065-36	3.5MM CANNULATED LOCKING SCREW 65MM AS:ZIMMER 00-2359-065-36	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1749	西美骨板系統 3.5MM CANNULATED CON SCREW 70MM AS:ZIMMER 00-2359-070-37	3.5MM CANNULATED CON SCREW 70MM AS:ZIMMER 00-2359-070-37	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1750	西美骨板系統 3.5MM LOCKING SCREW 75MM AS:ZIMMER 00-2359-075-35	3.5MM LOCKING SCREW 75MM AS:ZIMMER 00-2359-075-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1751	西美骨板系統 3.5MM CANNULATED LOCKING SCREW 70MM AS:ZIMMER 00-2359-070-36	3.5MM CANNULATED LOCKING SCREW 70MM AS:ZIMMER 00-2359-070-36	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1752	西美骨板系統 3.5MM LOCKING SCREW 80MM AS:ZIMMER 00-2359-080-35	3.5MM LOCKING SCREW 80MM AS:ZIMMER 00-2359-080-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1753	西美骨板系統 3.5MM CANNULATED LOCKING SCREW 80MM AS:ZIMMER 00-2359-080-36	3.5MM CANNULATED LOCKING SCREW 80MM AS:ZIMMER 00-2359-080-36	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1754	西美骨板系統 3.5MM CANNULATED LOCKING SCREW 75MM AS:ZIMMER 00-2359-075-36	3.5MM CANNULATED LOCKING SCREW 75MM AS:ZIMMER 00-2359-075-36	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1755	鼻明脊椎系統偏角多軸螺絲 SUMMIT SPINAL SYSTEM FAVORED ANGLE SCREW 3.5MM X 14MM AS:DEPUY ACROMED 174618714	SUMMIT SPINAL SYSTEM FAVORED ANGLE SCREW 3.5MM X 14MM AS:DEPUY ACROMED 174618714	阻斷周圍血管或降低血流流速	植入物彎曲或斷裂、鬆脫。對植入物之 金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1. 後方手術途徑，利用骨釘骨板融合固定之。.2. 可延長固定於枕骨或胸骨，以加強脊椎穩定度及促進骨骼融合。.3.促進頸椎及枕骨-頸椎-胸椎聯合(枕骨-T3)-的融合	Halifax clamp fixation (哈利菲斯鈦金屬夾系統)--1. 後方手術途徑，僅能固定C1-C2。2. 固定方式為上下夾，雖然操作便利，較易鬆脫Soft wire + Ti-frame fixation((後頸椎固定軟鋼絲索及固定架)-1. 後方手術途徑，利用鋼索及固定架固定，固定方式不穩定	12900	FBSFC46720DP	手術後的康復訓練應嚴格遵照。

1756	西美骨板系統 3.5MM LOCKING SCREW 85MM AS:ZIMMER 00-2359-085-35	3.5MM LOCKING SCREW 85MM AS:ZIMMER 00-2359-085-35	急、慢性傷口，長期不易癒合之傷口。	如發生感染可能導致治療失敗	急、慢性傷口，長期不易癒合之傷口。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
1757	鼎明脊椎系統偏角多軸螺絲 SUMMIT SPINAL SYSTEM FAVORED ANGLE SCREW 3.5MM X 18MM AS:DEPUY ACROMED 174618718	SUMMIT SPINAL SYSTEM FAVORED ANGLE SCREW 3.5MM X 18MM AS:DEPUY ACROMED 174618718	急、慢性傷口，長期不易癒合之傷口。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫。對植入物之 金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1. 後方手術途徑，利用骨釘骨板融合固定之。2. 可延長固定於枕骨或胸骨，以加強脊椎穩定度及促進骨骼融合。3.促進頸椎及枕骨-頸椎-胸椎聯合(枕骨-T3)-的融合	Halifax clamp fixation (哈利菲斯鈦金屬夾系統)--1. 後方手術途徑，僅能固定C1-C2。2. 固定方式為上下夾，雖然操作便利，較易鬆脫Soft wire + Ti-frame fixation((後頸椎固定軟鋼絲索及固定架)-1. 後方手術途徑，利用鋼索及固定架固定，固定方式不穩定	12900	FBSFC46720DP	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1758	鼎明脊椎系統偏角多軸螺絲 SUMMIT SPINAL SYSTEM FAVORED ANGLE SCREW 3.5MM X 20MM AS:DEPUY ACROMED 174618720	SUMMIT SPINAL SYSTEM FAVORED ANGLE SCREW 3.5MM X 20MM AS:DEPUY ACROMED 174618720	急、慢性傷口，長期不易癒合之傷口。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫。對植入物之 金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1. 後方手術途徑，利用骨釘骨板融合固定之。2. 可延長固定於枕骨或胸骨，以加強脊椎穩定度及促進骨骼融合。3.促進頸椎及枕骨-頸椎-胸椎聯合(枕骨-T3)-的融合	Halifax clamp fixation (哈利菲斯鈦金屬夾系統)--1. 後方手術途徑，僅能固定C1-C2。2. 固定方式為上下夾，雖然操作便利，較易鬆脫Soft wire + Ti-frame fixation((後頸椎固定軟鋼絲索及固定架)-1. 後方手術途徑，利用鋼索及固定架固定，固定方式不穩定	12900	FBSFC46720DP	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1759	鼎明脊椎系統偏角多軸螺絲 SUMMIT SPINAL SYSTEM FAVORED ANGLE SCREW 3.5MM X 16MM AS:DEPUY ACROMED 174618716	SUMMIT SPINAL SYSTEM FAVORED ANGLE SCREW 3.5MM X 16MM AS:DEPUY ACROMED 174618716	急、慢性傷口，長期不易癒合之傷口。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫。對植入物之 金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1. 後方手術途徑，利用骨釘骨板融合固定之。2. 可延長固定於枕骨或胸骨，以加強脊椎穩定度及促進骨骼融合。3.促進頸椎及枕骨-頸椎-胸椎聯合(枕骨-T3)-的融合	Halifax clamp fixation (哈利菲斯鈦金屬夾系統)--1. 後方手術途徑，僅能固定C1-C2。2. 固定方式為上下夾，雖然操作便利，較易鬆脫Soft wire + Ti-frame fixation((後頸椎固定軟鋼絲索及固定架)-1. 後方手術途徑，利用鋼索及固定架固定，固定方式不穩定	12900	FBSFC46720DP	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1760	鼎明脊椎系統偏角多軸螺絲 SUMMIT SPINAL SYSTEM FAVORED ANGLE SCREW 3.5MM X 24MM AS:DEPUY ACROMED 174618724	SUMMIT SPINAL SYSTEM FAVORED ANGLE SCREW 3.5MM X 24MM AS:DEPUY ACROMED 174618724	急、慢性傷口，長期不易癒合之傷口。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫。對植入物之 金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1. 後方手術途徑，利用骨釘骨板融合固定之。2. 可延長固定於枕骨或胸骨，以加強脊椎穩定度及促進骨骼融合。3.促進頸椎及枕骨-頸椎-胸椎聯合(枕骨-T3)-的融合	Halifax clamp fixation (哈利菲斯鈦金屬夾系統)--1. 後方手術途徑，僅能固定C1-C2。2. 固定方式為上下夾，雖然操作便利，較易鬆脫Soft wire + Ti-frame fixation((後頸椎固定軟鋼絲索及固定架)-1. 後方手術途徑，利用鋼索及固定架固定，固定方式不穩定	12900	FBSFC46720DP	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1761	鼎明脊椎系統偏角多軸螺絲 SUMMIT SPINAL SYSTEM FAVORED ANGLE SCREW 3.5MM X 26MM AS:DEPUY ACROMED 174618726	SUMMIT SPINAL SYSTEM FAVORED ANGLE SCREW 3.5MM X 26MM AS:DEPUY ACROMED 174618726	急、慢性傷口，長期不易癒合之傷口。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫。對植入物之 金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1. 後方手術途徑，利用骨釘骨板融合固定之。2. 可延長固定於枕骨或胸骨，以加強脊椎穩定度及促進骨骼融合。3.促進頸椎及枕骨-頸椎-胸椎聯合(枕骨-T3)-的融合	Halifax clamp fixation (哈利菲斯鈦金屬夾系統)--1. 後方手術途徑，僅能固定C1-C2。2. 固定方式為上下夾，雖然操作便利，較易鬆脫Soft wire + Ti-frame fixation((後頸椎固定軟鋼絲索及固定架)-1. 後方手術途徑，利用鋼索及固定架固定，固定方式不穩定	12900	FBSFC46720DP	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1762	鼎明脊椎系統偏角多軸螺絲 SUMMIT SPINAL SYSTEM FAVORED ANGLE SCREW 3.5MM X 22MM AS:DEPUY ACROMED 174618722	SUMMIT SPINAL SYSTEM FAVORED ANGLE SCREW 3.5MM X 22MM AS:DEPUY ACROMED 174618722	心導管手術後止血免壓砂袋，病患可以提早下床走動(4小時後)。鼠蹊部結痂、嚴重的周邊血管病變、主動脈-股動脈是人工血管、穿刺點在血管分叉處都不影響使用。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫。對植入物之 金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1. 後方手術途徑，利用骨釘骨板融合固定之。2. 可延長固定於枕骨或胸骨，以加強脊椎穩定度及促進骨骼融合。3.促進頸椎及枕骨-頸椎-胸椎聯合(枕骨-T3)-的融合	Halifax clamp fixation (哈利菲斯鈦金屬夾系統)--1. 後方手術途徑，僅能固定C1-C2。2. 固定方式為上下夾，雖然操作便利，較易鬆脫Soft wire + Ti-frame fixation((後頸椎固定軟鋼絲索及固定架)-1. 後方手術途徑，利用鋼索及固定架固定，固定方式不穩定	12900	FBSFC46720DP	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1763	鼎明脊椎系統偏角多軸螺絲 SUMMIT SPINAL SYSTEM FAVORED ANGLE SCREW 4.0MM X 12MM AS:DEPUY ACROMED 174618812	SUMMIT SPINAL SYSTEM FAVORED ANGLE SCREW 4.0MM X 12MM AS:DEPUY ACROMED 174618812	心導管手術後止血免壓砂袋，病患可以提早下床走動(4小時後)。鼠蹊部結痂、嚴重的周邊血管病變、主動脈-股動脈是人工血管、穿刺點在血管分叉處都不影響使用。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫。對植入物之 金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1. 後方手術途徑，利用骨釘骨板融合固定之。2. 可延長固定於枕骨或胸骨，以加強脊椎穩定度及促進骨骼融合。3.促進頸椎及枕骨-頸椎-胸椎聯合(枕骨-T3)-的融合	Halifax clamp fixation (哈利菲斯鈦金屬夾系統)--1. 後方手術途徑，僅能固定C1-C2。2. 固定方式為上下夾，雖然操作便利，較易鬆脫Soft wire + Ti-frame fixation((後頸椎固定軟鋼絲索及固定架)-1. 後方手術途徑，利用鋼索及固定架固定，固定方式不穩定	12900	FBSFC46720DP	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1764	鼎明脊椎系統偏角多軸螺絲 SUMMIT SPINAL SYSTEM FAVORED ANGLE SCREW 4.0MM X 20MM AS:DEPUY ACROMED 174618820	SUMMIT SPINAL SYSTEM FAVORED ANGLE SCREW 4.0MM X 20MM AS:DEPUY ACROMED 174618820	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	植入物彎曲或斷裂、鬆脫。對植入物之 金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1. 後方手術途徑，利用骨釘骨板融合固定之。2. 可延長固定於枕骨或胸骨，以加強脊椎穩定度及促進骨骼融合。3.促進頸椎及枕骨-頸椎-胸椎聯合(枕骨-T3)-的融合	Halifax clamp fixation (哈利菲斯鈦金屬夾系統)--1. 後方手術途徑，僅能固定C1-C2。2. 固定方式為上下夾，雖然操作便利，較易鬆脫Soft wire + Ti-frame fixation((後頸椎固定軟鋼絲索及固定架)-1. 後方手術途徑，利用鋼索及固定架固定，固定方式不穩定	12900	FBSFC46720DP	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1765	鼎明脊椎系統偏角多軸螺絲 SUMMIT SPINAL SYSTEM FAVORED ANGLE SCREW 4.0MM X 18MM AS:DEPUY ACROMED 174618818	SUMMIT SPINAL SYSTEM FAVORED ANGLE SCREW 4.0MM X 18MM AS:DEPUY ACROMED 174618818	頸椎退化並不穩定或枕骨頸椎間不穩定，需由後側固定枕骨至頸椎甚至胸椎時使用.	植入物彎曲或斷裂、鬆脫。對植入物之 金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1. 後方手術途徑，利用骨釘骨板融合固定之。2. 可延長固定於枕骨或胸骨，以加強脊椎穩定度及促進骨骼融合。3.促進頸椎及枕骨-頸椎-胸椎聯合(枕骨-T3)-的融合	Halifax clamp fixation (哈利菲斯鈦金屬夾系統)--1. 後方手術途徑，僅能固定C1-C2。2. 固定方式為上下夾，雖然操作便利，較易鬆脫Soft wire + Ti-frame fixation((後頸椎固定軟鋼絲索及固定架)-1. 後方手術途徑，利用鋼索及固定架固定，固定方式不穩定	12900	FBSFC46720DP	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1766	鼎明脊椎系統偏角多軸螺絲 SUMMIT SPINAL SYSTEM FAVORED ANGLE SCREW 3.5MM X 28MM AS:DEPUY ACROMED 174618728	SUMMIT SPINAL SYSTEM FAVORED ANGLE SCREW 3.5MM X 28MM AS:DEPUY ACROMED 174618728	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	植入物彎曲或斷裂、鬆脫。對植入物之 金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1. 後方手術途徑，利用骨釘骨板融合固定之。2. 可延長固定於枕骨或胸骨，以加強脊椎穩定度及促進骨骼融合。3.促進頸椎及枕骨-頸椎-胸椎聯合(枕骨-T3)-的融合	Halifax clamp fixation (哈利菲斯鈦金屬夾系統)--1. 後方手術途徑，僅能固定C1-C2。2. 固定方式為上下夾，雖然操作便利，較易鬆脫Soft wire + Ti-frame fixation((後頸椎固定軟鋼絲索及固定架)-1. 後方手術途徑，利用鋼索及固定架固定，固定方式不穩定	12900	FBSFC46720DP	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1767	鼎明脊椎系統長頸多軸螺絲 SUMMIT SPINAL SYSTEM LONG SHANK SCREW 3.5MM X 30MM AS:DEPUY ACROMED 174620730	SUMMIT SPINAL SYSTEM LONG SHANK SCREW 3.5MM X 30MM AS:DEPUY ACROMED 174620730	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	植入物彎曲或斷裂、鬆脫。對植入物之 金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1. 後方手術途徑，利用骨釘骨板融合固定之。2. 可延長固定於枕骨或胸骨，以加強脊椎穩定度及促進骨骼融合。3.促進頸椎及枕骨-頸椎-胸椎聯合(枕骨-T3)-的融合	Halifax clamp fixation (哈利菲斯鈦金屬夾系統)--1. 後方手術途徑，僅能固定C1-C2。2. 固定方式為上下夾，雖然操作便利，較易鬆脫Soft wire + Ti-frame fixation((後頸椎固定軟鋼絲索及固定架)-1. 後方手術途徑，利用鋼索及固定架固定，固定方式不穩定	12900	FBSFC46720DP	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1768	鼎明脊椎系統偏角多軸螺絲 SUMMIT SPINAL SYSTEM FAVORED ANGLE SCREW 4.0MM X 26MM AS:DEPUY ACROMED 174618826	SUMMIT SPINAL SYSTEM FAVORED ANGLE SCREW 4.0MM X 26MM AS:DEPUY ACROMED 174618826	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	植入物彎曲或斷裂、鬆脫。對植入物之 金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1. 後方手術途徑，利用骨釘骨板融合固定之。2. 可延長固定於枕骨或胸骨，以加強脊椎穩定度及促進骨骼融合。3.促進頸椎及枕骨-頸椎-胸椎聯合(枕骨-T3)-的融合	Halifax clamp fixation (哈利菲斯鈦金屬夾系統)--1. 後方手術途徑，僅能固定C1-C2。2. 固定方式為上下夾，雖然操作便利，較易鬆脫Soft wire + Ti-frame fixation((後頸椎固定軟鋼絲索及固定架)-1. 後方手術途徑，利用鋼索及固定架固定，固定方式不穩定	12900	FBSFC46720DP	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1769	鼎明脊椎系統偏角多軸螺絲 SUMMIT SPINAL SYSTEM FAVORED ANGLE SCREW 4.0MM X 16MM AS:DEPUY ACROMED 174618816	SUMMIT SPINAL SYSTEM FAVORED ANGLE SCREW 4.0MM X 16MM AS:DEPUY ACROMED 174618816	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	植入物彎曲或斷裂、鬆脫。對植入物之 金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1. 後方手術途徑，利用骨釘骨板融合固定之。2. 可延長固定於枕骨或胸骨，以加強脊椎穩定度及促進骨骼融合。3.促進頸椎及枕骨-頸椎-胸椎聯合(枕骨-T3)-的融合	Halifax clamp fixation (哈利菲斯鈦金屬夾系統)--1. 後方手術途徑，僅能固定C1-C2。2. 固定方式為上下夾，雖然操作便利，較易鬆脫Soft wire + Ti-frame fixation((後頸椎固定軟鋼絲索及固定架)-1. 後方手術途徑，利用鋼索及固定架固定，固定方式不穩定	12900	FBSFC46720DP	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1770	鼎明脊椎系統長頸多軸螺絲 SUMMIT SPINAL SYSTEM LONG SHANK SCREW 3.5MM X 32MM AS:DEPUY ACROMED 174620732	SUMMIT SPINAL SYSTEM LONG SHANK SCREW 3.5MM X 32MM AS:DEPUY ACROMED 174620732	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	植入物彎曲或斷裂、鬆脫。對植入物之 金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1. 後方手術途徑，利用骨釘骨板融合固定之。2. 可延長固定於枕骨或胸骨，以加強脊椎穩定度及促進骨骼融合。3.促進頸椎及枕骨-頸椎-胸椎聯合(枕骨-T3)-的融合	Halifax clamp fixation (哈利菲斯鈦金屬夾系統)--1. 後方手術途徑，僅能固定C1-C2。2. 固定方式為上下夾，雖然操作便利，較易鬆脫Soft wire + Ti-frame fixation((後頸椎固定軟鋼絲索及固定架)-1. 後方手術途徑，利用鋼索及固定架固定，固定方式不穩定	12900	FBSFC46720DP	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1771	鼎明脊椎系統偏角多軸螺絲 SUMMIT SPINAL SYSTEM FAVORED ANGLE SCREW 4.0MM X 24MM AS:DEPUY ACROMED 174618824	SUMMIT SPINAL SYSTEM FAVORED ANGLE SCREW 4.0MM X 24MM AS:DEPUY ACROMED 174618824	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	植入物彎曲或斷裂、鬆脫。對植入物之 金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1. 後方手術途徑，利用骨釘骨板融合固定之。2. 可延長固定於枕骨或胸骨，以加強脊椎穩定度及促進骨骼融合。3.促進頸椎及枕骨-頸椎-胸椎聯合(枕骨-T3)-的融合	Halifax clamp fixation (哈利菲斯鈦金屬夾系統)--1. 後方手術途徑，僅能固定C1-C2。2. 固定方式為上下夾，雖然操作便利，較易鬆脫Soft wire + Ti-frame fixation((後頸椎固定軟鋼絲索及固定架)-1. 後方手術途徑，利用鋼索及固定架固定，固定方式不穩定	12900	FBSFC46720DP	手術後的康復訓練應嚴格遵照。

1772	鼻明脊椎系統長頸多軸螺絲 SUMMIT SPINAL SYSTEM LONG SHANK SCREW 3.5MM X 36MM AS:DEPUY ACROMED 174620736	SUMMIT SPINAL SYSTEM LONG SHANK SCREW 3.5MM X 36MM AS:DEPUY ACROMED 174620736	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	植入物彎曲或斷裂、鬆脫，對植入物之 金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1. 後方手術途徑，利用骨釘骨板融合固定之。2. 可延長固定於枕骨或胸骨，以加強脊椎穩定度及促進骨骼融合。3.促進頸椎及枕骨-頸椎-胸椎聯合(枕骨-T3)-的融合	Halifax clamp fixation (哈利菲斯鈦金屬夾系統)--1. 後方手術途徑，僅能固定C1-C2，2. 固定方式為上下夾，雖然操作便利，較易鬆脫Soft wire + Ti-frame fixation((後頸椎固定軟鋼絲索及固定架)-1. 後方手術途徑，利用鋼索及固定架固定，固定方式不穩定	12900	FBSFC46720DP	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1773	鼻明脊椎系統長頸多軸螺絲 SUMMIT SPINAL SYSTEM LONG SHANK SCREW 3.5MM X 38MM AS:DEPUY ACROMED 174620738	SUMMIT SPINAL SYSTEM LONG SHANK SCREW 3.5MM X 38MM AS:DEPUY ACROMED 174620738	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	植入物彎曲或斷裂、鬆脫，對植入物之 金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1. 後方手術途徑，利用骨釘骨板融合固定之。2. 可延長固定於枕骨或胸骨，以加強脊椎穩定度及促進骨骼融合。3.促進頸椎及枕骨-頸椎-胸椎聯合(枕骨-T3)-的融合	Halifax clamp fixation (哈利菲斯鈦金屬夾系統)--1. 後方手術途徑，僅能固定C1-C2，2. 固定方式為上下夾，雖然操作便利，較易鬆脫Soft wire + Ti-frame fixation((後頸椎固定軟鋼絲索及固定架)-1. 後方手術途徑，利用鋼索及固定架固定，固定方式不穩定	12900	FBSFC46720DP	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1774	鼻明脊椎系統長頸多軸螺絲 SUMMIT SPINAL SYSTEM LONG SHANK SCREW 3.5MM X 34MM AS:DEPUY ACROMED 174620734	SUMMIT SPINAL SYSTEM LONG SHANK SCREW 3.5MM X 34MM AS:DEPUY ACROMED 174620734	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	植入物彎曲或斷裂、鬆脫，對植入物之 金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1. 後方手術途徑，利用骨釘骨板融合固定之。2. 可延長固定於枕骨或胸骨，以加強脊椎穩定度及促進骨骼融合。3.促進頸椎及枕骨-頸椎-胸椎聯合(枕骨-T3)-的融合	Halifax clamp fixation (哈利菲斯鈦金屬夾系統)--1. 後方手術途徑，僅能固定C1-C2，2. 固定方式為上下夾，雖然操作便利，較易鬆脫Soft wire + Ti-frame fixation((後頸椎固定軟鋼絲索及固定架)-1. 後方手術途徑，利用鋼索及固定架固定，固定方式不穩定	12900	FBSFC46720DP	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1775	鼻明脊椎系統橫向連接器 SUMMIT SPINAL SYSTEM TRANSVERSE CONNECTOR AS:DEPUY ACROMED 174633000+174636000+174637000	SUMMIT SPINAL SYSTEM TRANSVERSE CONNECTOR AS:DEPUY ACROMED 174633000+174636000+174637000	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	植入物彎曲或斷裂、鬆脫，對植入物之 金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1. 後方手術途徑，利用骨釘骨板融合固定之。2. 可延長固定於枕骨或胸骨，以加強脊椎穩定度及促進骨骼融合。3.促進頸椎及枕骨-頸椎-胸椎聯合(枕骨-T3)-的融合	Halifax clamp fixation (哈利菲斯鈦金屬夾系統)--1. 後方手術途徑，僅能固定C1-C2，2. 固定方式為上下夾，雖然操作便利，較易鬆脫Soft wire + Ti-frame fixation((後頸椎固定軟鋼絲索及固定架)-1. 後方手術途徑，利用鋼索及固定架固定，固定方式不穩定	6600	FBSFC3637HDP	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1776	鼻明脊椎系統固定桿 SUMMIT SPINAL SYSTEM ROD 3MM X 120MM AS:DEPUY ACROMED 174634000	SUMMIT SPINAL SYSTEM ROD 3MM X 120MM AS:DEPUY ACROMED 174634000	配合達文西手術使用	植入物彎曲或斷裂、鬆脫，對植入物之 金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1. 後方手術途徑，利用骨釘骨板融合固定之。2. 可延長固定於枕骨或胸骨，以加強脊椎穩定度及促進骨骼融合。3.促進頸椎及枕骨-頸椎-胸椎聯合(枕骨-T3)-的融合	Halifax clamp fixation (哈利菲斯鈦金屬夾系統)--1. 後方手術途徑，僅能固定C1-C2，2. 固定方式為上下夾，雖然操作便利，較易鬆脫Soft wire + Ti-frame fixation((後頸椎固定軟鋼絲索及固定架)-1. 後方手術途徑，利用鋼索及固定架固定，固定方式不穩定	4600	FBSFC34563DP	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1777	鼻明脊椎系統長頸多軸螺絲 SUMMIT SPINAL SYSTEM LONG SHANK SCREW 3.5MM X 40MM AS:DEPUY ACROMED 174620740	SUMMIT SPINAL SYSTEM LONG SHANK SCREW 3.5MM X 40MM AS:DEPUY ACROMED 174620740	頸椎退化並不穩定或枕骨頸椎間不穩定，需由後側固定枕骨至頸椎甚至胸椎時使用.	植入物彎曲或斷裂、鬆脫，對植入物之 金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1. 後方手術途徑，利用骨釘骨板融合固定之。2. 可延長固定於枕骨或胸骨，以加強脊椎穩定度及促進骨骼融合。3.促進頸椎及枕骨-頸椎-胸椎聯合(枕骨-T3)-的融合	Halifax clamp fixation (哈利菲斯鈦金屬夾系統)--1. 後方手術途徑，僅能固定C1-C2，2. 固定方式為上下夾，雖然操作便利，較易鬆脫Soft wire + Ti-frame fixation((後頸椎固定軟鋼絲索及固定架)-1. 後方手術途徑，利用鋼索及固定架固定，固定方式不穩定	12900	FBSFC46720DP	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1778	鼻明脊椎系統枕骨固定板-T型 SUMMIT SPINALSYSTEM OCCIPITAL T-PLATE 31MM AS:DEPUY ACROMED 174660031	SUMMIT SPINAL SYSTEM OCCIPITAL T-PLATE 31MM AS:DEPUY ACROMED 174660031	配合達文西手術使用	植入物彎曲或斷裂、鬆脫，對植入物之 金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1. 後方手術途徑，利用骨釘骨板融合固定之。2. 可延長固定於枕骨或胸骨，以加強脊椎穩定度及促進骨骼融合。3.促進頸椎及枕骨-頸椎-胸椎聯合(枕骨-T3)-的融合	Halifax clamp fixation (哈利菲斯鈦金屬夾系統)--1. 後方手術途徑，僅能固定C1-C2，2. 固定方式為上下夾，雖然操作便利，較易鬆脫Soft wire + Ti-frame fixation((後頸椎固定軟鋼絲索及固定架)-1. 後方手術途徑，利用鋼索及固定架固定，固定方式不穩定	14300	FBSFC66061DP	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1779	鼻明脊椎系統枕骨固定板-T型 SUMMIT SPINALSYSTEM OCCIPITAL T-PLATE 37MM AS:DEPUY ACROMED 174660037	SUMMIT SPINAL SYSTEM OCCIPITAL T-PLATE 37MM AS:DEPUY ACROMED 174660037	配合達文西手術使用	植入物彎曲或斷裂、鬆脫，對植入物之 金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1. 後方手術途徑，利用骨釘骨板融合固定之。2. 可延長固定於枕骨或胸骨，以加強脊椎穩定度及促進骨骼融合。3.促進頸椎及枕骨-頸椎-胸椎聯合(枕骨-T3)-的融合	Halifax clamp fixation (哈利菲斯鈦金屬夾系統)--1. 後方手術途徑，僅能固定C1-C2，2. 固定方式為上下夾，雖然操作便利，較易鬆脫Soft wire + Ti-frame fixation((後頸椎固定軟鋼絲索及固定架)-1. 後方手術途徑，利用鋼索及固定架固定，固定方式不穩定	14300	FBSFC66061DP	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1780	鼻明脊椎系統固定桿 SUMMIT SPINAL SYSTEM ROD 3MM X 200MM AS:DEPUY ACROMED 174635000	SUMMIT SPINAL SYSTEM ROD 3MM X 200MM AS:DEPUY ACROMED 174635000	配合達文西手術使用	植入物彎曲或斷裂、鬆脫，對植入物之 金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1. 後方手術途徑，利用骨釘骨板融合固定之。2. 可延長固定於枕骨或胸骨，以加強脊椎穩定度及促進骨骼融合。3.促進頸椎及枕骨-頸椎-胸椎聯合(枕骨-T3)-的融合	Halifax clamp fixation (哈利菲斯鈦金屬夾系統)--1. 後方手術途徑，僅能固定C1-C2，2. 固定方式為上下夾，雖然操作便利，較易鬆脫Soft wire + Ti-frame fixation((後頸椎固定軟鋼絲索及固定架)-1. 後方手術途徑，利用鋼索及固定架固定，固定方式不穩定	4600	FBSFC34563DP	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1781	鼻明脊椎系統枕骨固定板-Y型 SUMMIT SPINALSYSTEM OCCIPITAL Y-PLATE 37MM AS:DEPUY ACROMED 174661037	SUMMIT SPINAL SYSTEM OCCIPITAL Y-PLATE 37MM AS:DEPUY ACROMED 174661037	配合達文西手術使用	植入物彎曲或斷裂、鬆脫，對植入物之 金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1. 後方手術途徑，利用骨釘骨板融合固定之。2. 可延長固定於枕骨或胸骨，以加強脊椎穩定度及促進骨骼融合。3.促進頸椎及枕骨-頸椎-胸椎聯合(枕骨-T3)-的融合	Halifax clamp fixation (哈利菲斯鈦金屬夾系統)--1. 後方手術途徑，僅能固定C1-C2，2. 固定方式為上下夾，雖然操作便利，較易鬆脫Soft wire + Ti-frame fixation((後頸椎固定軟鋼絲索及固定架)-1. 後方手術途徑，利用鋼索及固定架固定，固定方式不穩定	14300	FBSFC66061DP	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1782	鼻明脊椎系統固定桿 SUMMIT SPINAL SYSTEM TRANSITION ROD 3/4/3.0MM X 287MM AS:DEPUY ACROMED 174662100	SUMMIT SPINAL SYSTEM TRANSITION ROD 3/4/3.0MM X 287MM AS:DEPUY ACROMED 174662100	配合達文西手術使用	植入物彎曲或斷裂、鬆脫，對植入物之 金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1. 後方手術途徑，利用骨釘骨板融合固定之。2. 可延長固定於枕骨或胸骨，以加強脊椎穩定度及促進骨骼融合。3.促進頸椎及枕骨-頸椎-胸椎聯合(枕骨-T3)-的融合	Halifax clamp fixation (哈利菲斯鈦金屬夾系統)--1. 後方手術途徑，僅能固定C1-C2，2. 固定方式為上下夾，雖然操作便利，較易鬆脫Soft wire + Ti-frame fixation((後頸椎固定軟鋼絲索及固定架)-1. 後方手術途徑，利用鋼索及固定架固定，固定方式不穩定	4600	FBSFC34563DP	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1783	鼻明脊椎系統枕骨固定板-Y型 SUMMIT SPINALSYSTEM OCCIPITAL Y-PLATE 31MM AS:DEPUY ACROMED 174661031	SUMMIT SPINAL SYSTEM OCCIPITAL Y-PLATE 31MM AS:DEPUY ACROMED 174661031	配合達文西手術使用	植入物彎曲或斷裂、鬆脫，對植入物之 金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1. 後方手術途徑，利用骨釘骨板融合固定之。2. 可延長固定於枕骨或胸骨，以加強脊椎穩定度及促進骨骼融合。3.促進頸椎及枕骨-頸椎-胸椎聯合(枕骨-T3)-的融合	Halifax clamp fixation (哈利菲斯鈦金屬夾系統)--1. 後方手術途徑，僅能固定C1-C2，2. 固定方式為上下夾，雖然操作便利，較易鬆脫Soft wire + Ti-frame fixation((後頸椎固定軟鋼絲索及固定架)-1. 後方手術途徑，利用鋼索及固定架固定，固定方式不穩定	14300	FBSFC66061DP	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1784	鼻明脊椎系統固定桿 SUMMIT SPINAL SYSTEM DUAL DIAMETER ROD 3.0/5.5MM X 420MM AS:DEPUY ACROMED 174663501	SUMMIT SPINAL SYSTEM DUAL DIAMETER ROD 3.0/5.5MM X 420MM AS:DEPUY ACROMED 174663501	配合達文西手術使用	植入物彎曲或斷裂、鬆脫，對植入物之 金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1. 後方手術途徑，利用骨釘骨板融合固定之。2. 可延長固定於枕骨或胸骨，以加強脊椎穩定度及促進骨骼融合。3.促進頸椎及枕骨-頸椎-胸椎聯合(枕骨-T3)-的融合	Halifax clamp fixation (哈利菲斯鈦金屬夾系統)--1. 後方手術途徑，僅能固定C1-C2，2. 固定方式為上下夾，雖然操作便利，較易鬆脫Soft wire + Ti-frame fixation((後頸椎固定軟鋼絲索及固定架)-1. 後方手術途徑，利用鋼索及固定架固定，固定方式不穩定	4600	FBSFC34563DP	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1785	脊椎微博微創中空螺絲脊椎固定系統 SPINE VIPER SYSTEM MIS CANNULATED POLY SCREW 6 X 35MM TI AS:DEPUY 186715635	SPINE VIPER SYSTEM MIS CANNULATED POLY SCREW 6 X 35MM TI AS:DEPUY 186715635	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	1.脊椎固定。2.矯正脊椎變形及防止惡化3.避免神經進一步傷害，及改善行動功能及肢體酸麻痛的症狀。4.減輕變形，避免變形惡化，提供神經恢復的環境5.清除感染及壞死組織，避免造成進一步傷害。6.保留之脊部組織更可強化支撐效果，促使病患術後快速復癒，提早下床活動時間。	微博微創中空螺絲脊椎固定系統由中空套管多軸螺絲及桿所組成，為透過皮膚使用，所有材質皆為鈦合金所組成；此系統配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進而將骨釘及固定桿組合完成，達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降低病患術後不適感。	1.臥床休養及背架固定治療，但是成效並不確定，若有神經損傷時仍建議手術 復位及固定外傷部位。2.保守性治療如復健治療，依臨床經驗約70%病患經保守治療後，仍需尋求他種治療方式。	19000	FBZ017775001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1786	脊椎微博微創中空螺絲脊椎固定系統 SPINE VIPER SYSTEM MIS CANNULATED POLY SCREW 6 X 40MM TI AS:DEPUY 186715640	SPINE VIPER SYSTEM MIS CANNULATED POLY SCREW 6 X 40MM TI AS:DEPUY 186715640	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	1.脊椎固定。2.矯正脊椎變形及防止惡化3.避免神經進一步傷害，及改善行動功能及肢體酸麻痛的症狀。4.減輕變形，避免變形惡化，提供神經恢復的環境5.清除感染及壞死組織，避免造成進一步傷害。6.保留之脊部組織更可強化支撐效果，促使病患術後快速復癒，提早下床活動時間。	微博微創中空螺絲脊椎固定系統由中空套管多軸螺絲及桿所組成，為透過皮膚使用，所有材質皆為鈦合金所組成；此系統配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進而將骨釘及固定桿組合完成，達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降低病患術後不適感。	1.臥床休養及背架固定治療，但是成效並不確定，若有神經損傷時仍建議手術 復位及固定外傷部位。2.保守性治療如復健治療，依臨床經驗約70%病患經保守治療後，仍需尋求他種治療方式。	19000	FBZ017775001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。

1787	脊椎微博微創中空螺絲脊椎固定系統 SPINE VIPER SYSTEM MIS CANNULATED POLY SCREW 6 X 50MM TI AS:DEPUY 186715650	SPINE VIPER SYSTEM MIS CANNULATED POLY SCREW 6 X 50MM TI AS:DEPUY 186715650	1. （適用於胸椎、腰椎及薦椎椎間）.2. 下肢退化性疾病， 脊椎滑脫， 腰椎及薦椎側彎， 脊椎椎間盤退化，.3. 脊椎退化所產生的不穩定， 脊椎減壓手術後所產生的不穩定現象，.4. 脊椎骨折， 前方椎體無缺陷之腫瘤，過去融合失敗的骨骼成熟患	1.脊椎固定，2.矯正脊椎變形及防止惡化3.避免神經進一步傷害，及改善行動功能及肢體酸麻痛的症狀，4.減輕變形，避免變形惡化，提供神經恢復的環境5.清除感染及壞死組織，避免造成進一步傷害，6.保留之脊部組織更可強化支撐效果，促使病患術後快速復癒，提早下床活動時間，	微博微創中空螺絲脊椎固定系統由中空套管多軸螺絲及桿所組成，為透過皮膚使用，所有材質皆為鈦合金所組成；此系統配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進而將骨釘及固定桿組合完成，達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降低病患術後不適感。	1.臥床休養及背架固定治療，但是成效並不確定，若有神經損傷時仍建議手術 復位及固定外傷部位，.2.保守性治療如復健治療，依臨床經驗約70%病患經保守治療後，仍需尋求他種治療方式。	19000	FBZ017775001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1788	脊椎微博微創中空螺絲脊椎固定系統 SPINE VIPER SYSTEM MIS CANNULATED POLY SCREW 6 X 55MM TI AS:DEPUY 186715655	SPINE VIPER SYSTEM MIS CANNULATED POLY SCREW 6 X 55MM TI AS:DEPUY 186715655	1. （適用於胸椎、腰椎及薦椎椎間）.2. 下肢退化性疾病， 脊椎滑脫， 腰椎及薦椎側彎， 脊椎椎間盤退化，.3. 脊椎退化所產生的不穩定， 脊椎減壓手術後所產生的不穩定現象，.4. 脊椎骨折， 前方椎體無缺陷之腫瘤，過去融合失敗的骨骼成熟患	1.脊椎固定，2.矯正脊椎變形及防止惡化3.避免神經進一步傷害，及改善行動功能及肢體酸麻痛的症狀，4.減輕變形，避免變形惡化，提供神經恢復的環境5.清除感染及壞死組織，避免造成進一步傷害，6.保留之脊部組織更可強化支撐效果，促使病患術後快速復癒，提早下床活動時間，	微博微創中空螺絲脊椎固定系統由中空套管多軸螺絲及桿所組成，為透過皮膚使用，所有材質皆為鈦合金所組成；此系統配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進而將骨釘及固定桿組合完成，達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降低病患術後不適感。	1.臥床休養及背架固定治療，但是成效並不確定，若有神經損傷時仍建議手術 復位及固定外傷部位，.2.保守性治療如復健治療，依臨床經驗約70%病患經保守治療後，仍需尋求他種治療方式。	19000	FBZ017775001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1789	脊椎微博微創中空螺絲脊椎固定系統 SPINE VIPER SYSTEM MIS CANNULATED POLY SCREW 6 X 45MM TI AS:DEPUY 186715645	SPINE VIPER SYSTEM MIS CANNULATED POLY SCREW 6 X 45MM TI AS:DEPUY 186715645	1. （適用於胸椎、腰椎及薦椎椎間）.2. 下肢退化性疾病， 脊椎滑脫， 腰椎及薦椎側彎， 脊椎椎間盤退化，.3. 脊椎退化所產生的不穩定， 脊椎減壓手術後所產生的不穩定現象，.4. 脊椎骨折， 前方椎體無缺陷之腫瘤，過去融合失敗的骨骼成熟患	1.脊椎固定，2.矯正脊椎變形及防止惡化3.避免神經進一步傷害，及改善行動功能及肢體酸麻痛的症狀，4.減輕變形，避免變形惡化，提供神經恢復的環境5.清除感染及壞死組織，避免造成進一步傷害，6.保留之脊部組織更可強化支撐效果，促使病患術後快速復癒，提早下床活動時間，	微博微創中空螺絲脊椎固定系統由中空套管多軸螺絲及桿所組成，為透過皮膚使用，所有材質皆為鈦合金所組成；此系統配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進而將骨釘及固定桿組合完成，達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降低病患術後不適感。	1.臥床休養及背架固定治療，但是成效並不確定，若有神經損傷時仍建議手術 復位及固定外傷部位，.2.保守性治療如復健治療，依臨床經驗約70%病患經保守治療後，仍需尋求他種治療方式。	19000	FBZ017775001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1790	脊椎微博微創中空螺絲脊椎固定系統 SPINE VIPER SYSTEM MIS CANNULATED POLY SCREW 7 X 40MM TI AS:DEPUY 186715740	SPINE VIPER SYSTEM MIS CANNULATED POLY SCREW 7 X 40MM TI AS:DEPUY 186715740	1. （適用於胸椎、腰椎及薦椎椎間）.2. 下肢退化性疾病， 脊椎滑脫， 腰椎及薦椎側彎， 脊椎椎間盤退化，.3. 脊椎退化所產生的不穩定， 脊椎減壓手術後所產生的不穩定現象，.4. 脊椎骨折， 前方椎體無缺陷之腫瘤，過去融合失敗的骨骼成熟患	1.脊椎固定，2.矯正脊椎變形及防止惡化3.避免神經進一步傷害，及改善行動功能及肢體酸麻痛的症狀，4.減輕變形，避免變形惡化，提供神經恢復的環境5.清除感染及壞死組織，避免造成進一步傷害，6.保留之脊部組織更可強化支撐效果，促使病患術後快速復癒，提早下床活動時間，	微博微創中空螺絲脊椎固定系統由中空套管多軸螺絲及桿所組成，為透過皮膚使用，所有材質皆為鈦合金所組成；此系統配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進而將骨釘及固定桿組合完成，達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降低病患術後不適感。	1.臥床休養及背架固定治療，但是成效並不確定，若有神經損傷時仍建議手術 復位及固定外傷部位，.2.保守性治療如復健治療，依臨床經驗約70%病患經保守治療後，仍需尋求他種治療方式。	19000	FBZ017775001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1791	脊椎微博微創中空螺絲脊椎固定系統 SPINE VIPER SYSTEM MIS CANNULATED POLY SCREW 7 X 45MM TI AS:DEPUY 186715745	SPINE VIPER SYSTEM MIS CANNULATED POLY SCREW 7 X 45MM TI AS:DEPUY 186715745	1. （適用於胸椎、腰椎及薦椎椎間）.2. 下肢退化性疾病， 脊椎滑脫， 腰椎及薦椎側彎， 脊椎椎間盤退化，.3. 脊椎退化所產生的不穩定， 脊椎減壓手術後所產生的不穩定現象，.4. 脊椎骨折， 前方椎體無缺陷之腫瘤，過去融合失敗的骨骼成熟患	1.脊椎固定，2.矯正脊椎變形及防止惡化3.避免神經進一步傷害，及改善行動功能及肢體酸麻痛的症狀，4.減輕變形，避免變形惡化，提供神經恢復的環境5.清除感染及壞死組織，避免造成進一步傷害，6.保留之脊部組織更可強化支撐效果，促使病患術後快速復癒，提早下床活動時間，	微博微創中空螺絲脊椎固定系統由中空套管多軸螺絲及桿所組成，為透過皮膚使用，所有材質皆為鈦合金所組成；此系統配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進而將骨釘及固定桿組合完成，達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降低病患術後不適感。	1.臥床休養及背架固定治療，但是成效並不確定，若有神經損傷時仍建議手術 復位及固定外傷部位，.2.保守性治療如復健治療，依臨床經驗約70%病患經保守治療後，仍需尋求他種治療方式。	19000	FBZ017775001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1792	脊椎微博微創中空螺絲脊椎固定系統 SPINE VIPER SYSTEM MIS CANNULATED POLY SCREW 7 X 35MM TI AS:DEPUY 186715735	SPINE VIPER SYSTEM MIS CANNULATED POLY SCREW 7 X 35MM TI AS:DEPUY 186715735	1. （適用於胸椎、腰椎及薦椎椎間）.2. 下肢退化性疾病， 脊椎滑脫， 腰椎及薦椎側彎， 脊椎椎間盤退化，.3. 脊椎退化所產生的不穩定， 脊椎減壓手術後所產生的不穩定現象，.4. 脊椎骨折， 前方椎體無缺陷之腫瘤，過去融合失敗的骨骼成熟患	1.脊椎固定，2.矯正脊椎變形及防止惡化3.避免神經進一步傷害，及改善行動功能及肢體酸麻痛的症狀，4.減輕變形，避免變形惡化，提供神經恢復的環境5.清除感染及壞死組織，避免造成進一步傷害，6.保留之脊部組織更可強化支撐效果，促使病患術後快速復癒，提早下床活動時間，	微博微創中空螺絲脊椎固定系統由中空套管多軸螺絲及桿所組成，為透過皮膚使用，所有材質皆為鈦合金所組成；此系統配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進而將骨釘及固定桿組合完成，達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降低病患術後不適感。	1.臥床休養及背架固定治療，但是成效並不確定，若有神經損傷時仍建議手術 復位及固定外傷部位，.2.保守性治療如復健治療，依臨床經驗約70%病患經保守治療後，仍需尋求他種治療方式。	19000	FBZ017775001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1793	脊椎微博微創中空螺絲脊椎固定系統 SPINE VIPER SYSTEM MIS CANNULATED POLY SCREW 7 X 55MM TI AS:DEPUY 186715755	SPINE VIPER SYSTEM MIS CANNULATED POLY SCREW 7 X 55MM TI AS:DEPUY 186715755	1. （適用於胸椎、腰椎及薦椎椎間）.2. 下肢退化性疾病， 脊椎滑脫， 腰椎及薦椎側彎， 脊椎椎間盤退化，.3. 脊椎退化所產生的不穩定， 脊椎減壓手術後所產生的不穩定現象，.4. 脊椎骨折， 前方椎體無缺陷之腫瘤，過去融合失敗的骨骼成熟患	1.脊椎固定，2.矯正脊椎變形及防止惡化3.避免神經進一步傷害，及改善行動功能及肢體酸麻痛的症狀，4.減輕變形，避免變形惡化，提供神經恢復的環境5.清除感染及壞死組織，避免造成進一步傷害，6.保留之脊部組織更可強化支撐效果，促使病患術後快速復癒，提早下床活動時間，	微博微創中空螺絲脊椎固定系統由中空套管多軸螺絲及桿所組成，為透過皮膚使用，所有材質皆為鈦合金所組成；此系統配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進而將骨釘及固定桿組合完成，達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降低病患術後不適感。	1.臥床休養及背架固定治療，但是成效並不確定，若有神經損傷時仍建議手術 復位及固定外傷部位，.2.保守性治療如復健治療，依臨床經驗約70%病患經保守治療後，仍需尋求他種治療方式。	19000	FBZ017775001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1794	脊椎微博微創脊椎固定桿脊椎固定系統 SPINE VIPER SYSTEM MIS PRE-BENT(PRE- LORDOSED)ROD 35MM TI AS:DEPUY 186762635	SPINE VIPER SYSTEM MIS PRE-BENT(PRE-LORDOSED)ROD 35MM TI AS:DEPUY 186762635	1. （適用於胸椎、腰椎及薦椎椎間）.2. 下肢退化性疾病， 脊椎滑脫， 腰椎及薦椎側彎， 脊椎椎間盤退化，.3. 脊椎退化所產生的不穩定， 脊椎減壓手術後所產生的不穩定現象，.4. 脊椎骨折， 前方椎體無缺陷之腫瘤，過去融合失敗的骨骼成熟患	1.脊椎固定，2.矯正脊椎變形及防止惡化3.避免神經進一步傷害，及改善行動功能及肢體酸麻痛的症狀，4.減輕變形，避免變形惡化，提供神經恢復的環境5.清除感染及壞死組織，避免造成進一步傷害，6.保留之脊部組織更可強化支撐效果，促使病患術後快速復癒，提早下床活動時間，	微博微創中空螺絲脊椎固定系統由中空套管多軸螺絲及桿所組成，為透過皮膚使用，所有材質皆為鈦合金所組成；此系統配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進而將骨釘及固定桿組合完成，達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降低病患術後不適感。	1.臥床休養及背架固定治療，但是成效並不確定，若有神經損傷時仍建議手術 復位及固定外傷部位，.2.保守性治療如復健治療，依臨床經驗約70%病患經保守治療後，仍需尋求他種治療方式。	5400	FBZ017775002	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1795	脊椎微博微創中空螺絲脊椎固定系統 SPINE VIPER SYSTEM MIS CANNULATED POLY SCREW 7 X 50MM TI AS:DEPUY 186715750	SPINE VIPER SYSTEM MIS CANNULATED POLY SCREW 7 X 50MM TI AS:DEPUY 186715750	1. （適用於胸椎、腰椎及薦椎椎間）.2. 下肢退化性疾病， 脊椎滑脫， 腰椎及薦椎側彎， 脊椎椎間盤退化，.3. 脊椎退化所產生的不穩定， 脊椎減壓手術後所產生的不穩定現象，.4. 脊椎骨折， 前方椎體無缺陷之腫瘤，過去融合失敗的骨骼成熟患	1.脊椎固定，2.矯正脊椎變形及防止惡化3.避免神經進一步傷害，及改善行動功能及肢體酸麻痛的症狀，4.減輕變形，避免變形惡化，提供神經恢復的環境5.清除感染及壞死組織，避免造成進一步傷害，6.保留之脊部組織更可強化支撐效果，促使病患術後快速復癒，提早下床活動時間，	微博微創中空螺絲脊椎固定系統由中空套管多軸螺絲及桿所組成，為透過皮膚使用，所有材質皆為鈦合金所組成；此系統配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進而將骨釘及固定桿組合完成，達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降低病患術後不適感。	1.臥床休養及背架固定治療，但是成效並不確定，若有神經損傷時仍建議手術 復位及固定外傷部位，.2.保守性治療如復健治療，依臨床經驗約70%病患經保守治療後，仍需尋求他種治療方式。	19000	FBZ017775001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1796	脊椎微博微創脊椎固定桿脊椎固定系統 SPINE VIPER SYSTEM MIS PRE-BENT(PRE- LORDOSED)ROD 45MM TI AS:DEPUY 186762645	SPINE VIPER SYSTEM MIS PRE-BENT(PRE-LORDOSED)ROD 45MM TI AS:DEPUY 186762645	1. （適用於胸椎、腰椎及薦椎椎間）.2. 下肢退化性疾病， 脊椎滑脫， 腰椎及薦椎側彎， 脊椎椎間盤退化，.3. 脊椎退化所產生的不穩定， 脊椎減壓手術後所產生的不穩定現象，.4. 脊椎骨折， 前方椎體無缺陷之腫瘤，過去融合失敗的骨骼成熟患	1.脊椎固定，2.矯正脊椎變形及防止惡化3.避免神經進一步傷害，及改善行動功能及肢體酸麻痛的症狀，4.減輕變形，避免變形惡化，提供神經恢復的環境5.清除感染及壞死組織，避免造成進一步傷害，6.保留之脊部組織更可強化支撐效果，促使病患術後快速復癒，提早下床活動時間，	微博微創中空螺絲脊椎固定系統由中空套管多軸螺絲及桿所組成，為透過皮膚使用，所有材質皆為鈦合金所組成；此系統配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進而將骨釘及固定桿組合完成，達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降低病患術後不適感。	1.臥床休養及背架固定治療，但是成效並不確定，若有神經損傷時仍建議手術 復位及固定外傷部位，.2.保守性治療如復健治療，依臨床經驗約70%病患經保守治療後，仍需尋求他種治療方式。	5400	FBZ017775002	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1797	脊椎微博微創脊椎固定桿脊椎固定系統 SPINE VIPER SYSTEM MIS PRE-BENT(PRE- LORDOSED)ROD 50MM TI AS:DEPUY 186762650	SPINE VIPER SYSTEM MIS PRE-BENT(PRE-LORDOSED)ROD 50MM TI AS:DEPUY 186762650	1. （適用於胸椎、腰椎及薦椎椎間）.2. 下肢退化性疾病， 脊椎滑脫， 腰椎及薦椎側彎， 脊椎椎間盤退化，.3. 脊椎退化所產生的不穩定， 脊椎減壓手術後所產生的不穩定現象，.4. 脊椎骨折， 前方椎體無缺陷之腫瘤，過去融合失敗的骨骼成熟患	1.脊椎固定，2.矯正脊椎變形及防止惡化3.避免神經進一步傷害，及改善行動功能及肢體酸麻痛的症狀，4.減輕變形，避免變形惡化，提供神經恢復的環境5.清除感染及壞死組織，避免造成進一步傷害，6.保留之脊部組織更可強化支撐效果，促使病患術後快速復癒，提早下床活動時間，	微博微創中空螺絲脊椎固定系統由中空套管多軸螺絲及桿所組成，為透過皮膚使用，所有材質皆為鈦合金所組成；此系統配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進而將骨釘及固定桿組合完成，達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降低病患術後不適感。	1.臥床休養及背架固定治療，但是成效並不確定，若有神經損傷時仍建議手術 復位及固定外傷部位，.2.保守性治療如復健治療，依臨床經驗約70%病患經保守治療後，仍需尋求他種治療方式。	5400	FBZ017775002	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1798	脊椎微博微創脊椎固定桿脊椎固定系統 SPINE VIPER SYSTEM MIS PRE-BENT(PRE- LORDOSED)ROD 40MM TI AS:DEPUY 186762640	SPINE VIPER SYSTEM MIS PRE-BENT(PRE-LORDOSED)ROD 40MM TI AS:DEPUY 186762640	1. （適用於胸椎、腰椎及薦椎椎間）.2. 下肢退化性疾病， 脊椎滑脫， 腰椎及薦椎側彎， 脊椎椎間盤退化，.3. 脊椎退化所產生的不穩定， 脊椎減壓手術後所產生的不穩定現象，.4. 脊椎骨折， 前方椎體無缺陷之腫瘤，過去融合失敗的骨骼成熟患	1.脊椎固定，2.矯正脊椎變形及防止惡化3.避免神經進一步傷害，及改善行動功能及肢體酸麻痛的症狀，4.減輕變形，避免變形惡化，提供神經恢復的環境5.清除感染及壞死組織，避免造成進一步傷害，6.保留之脊部組織更可強化支撐效果，促使病患術後快速復癒，提早下床活動時間，	微博微創中空螺絲脊椎固定系統由中空套管多軸螺絲及桿所組成，為透過皮膚使用，所有材質皆為鈦合金所組成；此系統配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進而將骨釘及固定桿組合完成，達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降低病患術後不適感。	1.臥床休養及背架固定治療，但是成效並不確定，若有神經損傷時仍建議手術 復位及固定外傷部位，.2.保守性治療如復健治療，依臨床經驗約70%病患經保守治療後，仍需尋求他種治療方式。	5400	FBZ017775002	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1799	脊椎微博微創脊椎固定桿脊椎固定系統 SPINE VIPER SYSTEM MIS PRE-BENT(PRE- LORDOSED)ROD 60MM TI AS:DEPUY 186762660	SPINE VIPER SYSTEM MIS PRE-BENT(PRE-LORDOSED)ROD 60MM TI AS:DEPUY 186762660	1. （適用於胸椎、腰椎及薦椎椎間）.2. 下肢退化性疾病， 脊椎滑脫， 腰椎及薦椎側彎， 脊椎椎間盤退化，.3. 脊椎退化所產生的不穩定， 脊椎減壓手術後所產生的不穩定現象，.4. 脊椎骨折， 前方椎體無缺陷之腫瘤，過去融合失敗的骨骼成熟患	1.脊椎固定，2.矯正脊椎變形及防止惡化3.避免神經進一步傷害，及改善行動功能及肢體酸麻痛的症狀，4.減輕變形，避免變形惡化，提供神經恢復的環境5.清除感染及壞死組織，避免造成進一步傷害，6.保留之脊部組織更可強化支撐效果，促使病患術後快速復癒，提早下床活動時間，	微博微創中空螺絲脊椎固定系統由中空套管多軸螺絲及桿所組成，為透過皮膚使用，所有材質皆為鈦合金所組成；此系統配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進而將骨釘及固定桿組合完成，達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降低病患術後不適感。	1.臥床休養及背架固定治療，但是成效並不確定，若有神經損傷時仍建議手術 復位及固定外傷部位，.2.保守性治療如復健治療，依臨床經驗約70%病患經保守治療後，仍需尋求他種治療方式。	5400	FBZ017775002	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1800	脊椎微博微創脊椎固定桿脊椎固定系統 SPINE VIPER SYSTEM MIS PRE-BENT(PRE- LORDOSED)ROD 65MM TI AS:DEPUY 186762665	SPINE VIPER SYSTEM MIS PRE-BENT(PRE-LORDOSED)ROD 65MM TI AS:DEPUY 186762665	1. （適用於胸椎、腰椎及薦椎椎間）.2. 下肢退化性疾病， 脊椎滑脫， 腰椎及薦椎側彎， 脊椎椎間盤退化，.3. 脊椎退化所產生的不穩定， 脊椎減壓手術後所產生的不穩定現象，.4. 脊椎骨折， 前方椎體無缺陷之腫瘤，過去融合失敗的骨骼成熟患	1.脊椎固定，2.矯正脊椎變形及防止惡化3.避免神經進一步傷害，及改善行動功能及肢體酸麻痛的症狀，4.減輕變形，避免變形惡化，提供神經恢復的環境5.清除感染及壞死組織，避免造成進一步傷害，6.保留之脊部組織更可強化支撐效果，促使病患術後快速復癒，提早下床活動時間，	微博微創中空螺絲脊椎固定系統由中空套管多軸螺絲及桿所組成，為透過皮膚使用，所有材質皆為鈦合金所組成；此系統配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進而將骨釘及固定桿組合完成，達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降低病患術後不適感。	1.臥床休養及背架固定治療，但是成效並不確定，若有神經損傷時仍建議手術 復位及固定外傷部位，.2.保守性治療如復健治療，依臨床經驗約70%病患經保守治療後，仍需尋求他種治療方式。	5400	FBZ017775002	手術後的康復訓練應嚴格遵照。

1801	脊椎微博微創脊椎固定桿脊椎固定系統 SPINE VIPER SYSTEM MIS PRE-BENT(PRE- LORDOSED)ROD 55MM TI AS:DEPUY 186762655	SPINE VIPER SYSTEM MIS PRE-BENT(PRE-LORDOSED)ROD 55MM TI AS:DEPUY 186762655	1. （適用於胸椎、腰椎及薦椎椎間）.2. 下背退化性疾病。 脊椎滑脫。 腰椎及薦椎側彎。 脊椎椎間盤退化。.3. 脊椎退化所產生的不穩定。 脊椎減壓手術後所產生的不穩定現象。.4. 脊椎骨折。 前方椎體無缺陷之腫瘤。過去融合失敗的骨骼成熟患	1.脊椎固定。2.矯正脊椎變形及防止惡化3.避免神經進一步傷害，及改善行動功能及肢體酸麻痛的症狀。4.減輕變形，避免變形惡化，提供神經恢復的環境5.清除感染及壞死組織，避免造成進一步傷害。6.保留之背部組織更可強化支撐效果，促使病患術後快速復癒，提早下床活動時間。	微博微創中空螺絲脊椎固定系統由中空套管多軸螺絲及桿所組成，為透過皮膚使用，所有材質皆為鈦合金所組成；此系統配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進而將骨釘及固定桿組合完成，達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降低病患術後不適感。	1.臥床休養及背架固定治療，但是成效並不確定，若有神經損傷時仍建議手術 復位及固定外傷部位。.2.保守性治療如復健治療，依臨床經驗約70%病患經保守治療後，仍需尋求他種治療方式。	5400	FBZ017775002	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1802	脊椎微博微創脊椎固定桿脊椎固定系統 SPINE VIPER SYSTEM MIS PRE-BENT(PRE- LORDOSED)ROD 75MM TI AS:DEPUY 186762675	SPINE VIPER SYSTEM MIS PRE-BENT(PRE-LORDOSED)ROD 75MM TI AS:DEPUY 186762675	1. （適用於胸椎、腰椎及薦椎椎間）.2. 下背退化性疾病。 脊椎滑脫。 腰椎及薦椎側彎。 脊椎椎間盤退化。.3. 脊椎退化所產生的不穩定。 脊椎減壓手術後所產生的不穩定現象。.4. 脊椎骨折。 前方椎體無缺陷之腫瘤。過去融合失敗的骨骼成熟患	1.脊椎固定。2.矯正脊椎變形及防止惡化3.避免神經進一步傷害，及改善行動功能及肢體酸麻痛的症狀。4.減輕變形，避免變形惡化，提供神經恢復的環境5.清除感染及壞死組織，避免造成進一步傷害。6.保留之背部組織更可強化支撐效果，促使病患術後快速復癒，提早下床活動時間。	微博微創中空螺絲脊椎固定系統由中空套管多軸螺絲及桿所組成，為透過皮膚使用，所有材質皆為鈦合金所組成；此系統配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進而將骨釘及固定桿組合完成，達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降低病患術後不適感。	1.臥床休養及背架固定治療，但是成效並不確定，若有神經損傷時仍建議手術 復位及固定外傷部位。.2.保守性治療如復健治療，依臨床經驗約70%病患經保守治療後，仍需尋求他種治療方式。	5400	FBZ017775002	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1803	脊椎微博微創脊椎固定桿脊椎固定系統 SPINE VIPER SYSTEM MIS PRE-BENT(PRE- LORDOSED)ROD 80MM TI AS:DEPUY 186762680	SPINE VIPER SYSTEM MIS PRE-BENT(PRE-LORDOSED)ROD 80MM TI AS:DEPUY 186762680	1. （適用於胸椎、腰椎及薦椎椎間）.2. 下背退化性疾病。 脊椎滑脫。 腰椎及薦椎側彎。 脊椎椎間盤退化。.3. 脊椎退化所產生的不穩定。 脊椎減壓手術後所產生的不穩定現象。.4. 脊椎骨折。 前方椎體無缺陷之腫瘤。過去融合失敗的骨骼成熟患	1.脊椎固定。2.矯正脊椎變形及防止惡化3.避免神經進一步傷害，及改善行動功能及肢體酸麻痛的症狀。4.減輕變形，避免變形惡化，提供神經恢復的環境5.清除感染及壞死組織，避免造成進一步傷害。6.保留之背部組織更可強化支撐效果，促使病患術後快速復癒，提早下床活動時間。	微博微創中空螺絲脊椎固定系統由中空套管多軸螺絲及桿所組成，為透過皮膚使用，所有材質皆為鈦合金所組成；此系統配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進而將骨釘及固定桿組合完成，達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降低病患術後不適感。	1.臥床休養及背架固定治療，但是成效並不確定，若有神經損傷時仍建議手術 復位及固定外傷部位。.2.保守性治療如復健治療，依臨床經驗約70%病患經保守治療後，仍需尋求他種治療方式。	5400	FBZ017775002	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1804	脊椎微博微創脊椎固定桿脊椎固定系統 SPINE VIPER SYSTEM MIS PRE-BENT(PRE- LORDOSED)ROD 70MM TI AS:DEPUY 186762670	SPINE VIPER SYSTEM MIS PRE-BENT(PRE-LORDOSED)ROD 70MM TI AS:DEPUY 186762670	1. （適用於胸椎、腰椎及薦椎椎間）.2. 下背退化性疾病。 脊椎滑脫。 腰椎及薦椎側彎。 脊椎椎間盤退化。.3. 脊椎退化所產生的不穩定。 脊椎減壓手術後所產生的不穩定現象。.4. 脊椎骨折。 前方椎體無缺陷之腫瘤。過去融合失敗的骨骼成熟患	1.脊椎固定。2.矯正脊椎變形及防止惡化3.避免神經進一步傷害，及改善行動功能及肢體酸麻痛的症狀。4.減輕變形，避免變形惡化，提供神經恢復的環境5.清除感染及壞死組織，避免造成進一步傷害。6.保留之背部組織更可強化支撐效果，促使病患術後快速復癒，提早下床活動時間。	微博微創中空螺絲脊椎固定系統由中空套管多軸螺絲及桿所組成，為透過皮膚使用，所有材質皆為鈦合金所組成；此系統配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進而將骨釘及固定桿組合完成，達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降低病患術後不適感。	1.臥床休養及背架固定治療，但是成效並不確定，若有神經損傷時仍建議手術 復位及固定外傷部位。.2.保守性治療如復健治療，依臨床經驗約70%病患經保守治療後，仍需尋求他種治療方式。	5400	FBZ017775002	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1805	脊椎微博微創脊椎固定桿脊椎固定系統 SPINE VIPER SYSTEM MIS PRE-BENT(PRE- LORDOSED)ROD 90MM TI AS:DEPUY 186762690	SPINE VIPER SYSTEM MIS PRE-BENT(PRE-LORDOSED)ROD 90MM TI AS:DEPUY 186762690	1. （適用於胸椎、腰椎及薦椎椎間）.2. 下背退化性疾病。 脊椎滑脫。 腰椎及薦椎側彎。 脊椎椎間盤退化。.3. 脊椎退化所產生的不穩定。 脊椎減壓手術後所產生的不穩定現象。.4. 脊椎骨折。 前方椎體無缺陷之腫瘤。過去融合失敗的骨骼成熟患	1.脊椎固定。2.矯正脊椎變形及防止惡化3.避免神經進一步傷害，及改善行動功能及肢體酸麻痛的症狀。4.減輕變形，避免變形惡化，提供神經恢復的環境5.清除感染及壞死組織，避免造成進一步傷害。6.保留之背部組織更可強化支撐效果，促使病患術後快速復癒，提早下床活動時間。	微博微創中空螺絲脊椎固定系統由中空套管多軸螺絲及桿所組成，為透過皮膚使用，所有材質皆為鈦合金所組成；此系統配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進而將骨釘及固定桿組合完成，達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降低病患術後不適感。	1.臥床休養及背架固定治療，但是成效並不確定，若有神經損傷時仍建議手術 復位及固定外傷部位。.2.保守性治療如復健治療，依臨床經驗約70%病患經保守治療後，仍需尋求他種治療方式。	5400	FBZ017775002	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1806	脊椎微博微創脊椎固定桿脊椎固定系統 SPINE VIPER SYSTEM MIS PRE-BENT(PRE- LORDOSED)ROD 85MM TI AS:DEPUY 186762685	SPINE VIPER SYSTEM MIS PRE-BENT(PRE-LORDOSED)ROD 85MM TI AS:DEPUY 186762685	1. （適用於胸椎、腰椎及薦椎椎間）.2. 下背退化性疾病。 脊椎滑脫。 腰椎及薦椎側彎。 脊椎椎間盤退化。.3. 脊椎退化所產生的不穩定。 脊椎減壓手術後所產生的不穩定現象。.4. 脊椎骨折。 前方椎體無缺陷之腫瘤。過去融合失敗的骨骼成熟患	1.脊椎固定。2.矯正脊椎變形及防止惡化3.避免神經進一步傷害，及改善行動功能及肢體酸麻痛的症狀。4.減輕變形，避免變形惡化，提供神經恢復的環境5.清除感染及壞死組織，避免造成進一步傷害。6.保留之背部組織更可強化支撐效果，促使病患術後快速復癒，提早下床活動時間。	微博微創中空螺絲脊椎固定系統由中空套管多軸螺絲及桿所組成，為透過皮膚使用，所有材質皆為鈦合金所組成；此系統配合專屬之器械採用經皮穿刺方式進而將骨釘及固定桿組合完成，達到固定脊椎之效果，減少肌肉組織破壞，大幅降低病患術後不適感。	1.臥床休養及背架固定治療，但是成效並不確定，若有神經損傷時仍建議手術 復位及固定外傷部位。.2.保守性治療如復健治療，依臨床經驗約70%病患經保守治療後，仍需尋求他種治療方式。	5400	FBZ017775002	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1807	人工膝關節脛骨襯墊 SIGMA PLI XLK INSERT 2 8MM AS:J&J-DEPUY 158101108	SIGMA PLI XLK INSERT 2 8MM AS:J&J-DEPUY 158101108	全膝膝關節置換術的侯選者包括因骨關節炎、外傷後關節炎、類風濕關節炎、或前次植入失敗導致關節嚴重疼痛及/或嚴重失能的病患	無	本產品是包含分開包裝的脛骨襯墊組件，設計用來取代膝關節的天然關節面。脛骨襯墊組件全由聚乙烯製成。聚乙烯製組件可與磁振造影相容。	高度耐磨損	50000	FBZ022580001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1808	人工膝關節脛骨襯墊 SIGMA PLI XLK INSERT 2 15MM AS:J&J-DEPUY 158101115	SIGMA PLI XLK INSERT 2 15MM AS:J&J-DEPUY 158101115	全膝膝關節置換術的侯選者包括因骨關節炎、外傷後關節炎、類風濕關節炎、或前次植入失敗導致關節嚴重疼痛及/或嚴重失能的病患	無	本產品是包含分開包裝的脛骨襯墊組件，設計用來取代膝關節的天然關節面。脛骨襯墊組件全由聚乙烯製成。聚乙烯製組件可與磁振造影相容。	高度耐磨損	50000	FBZ022580001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1809	人工膝關節脛骨襯墊 SIGMA PLI XLK INSERT 2.5 8MM AS:J&J-DEPUY 158102108	SIGMA PLI XLK INSERT 2.5 8MM AS:J&J-DEPUY 158102108	全膝膝關節置換術的侯選者包括因骨關節炎、外傷後關節炎、類風濕關節炎、或前次植入失敗導致關節嚴重疼痛及/或嚴重失能的病患	無	本產品是包含分開包裝的脛骨襯墊組件，設計用來取代膝關節的天然關節面。脛骨襯墊組件全由聚乙烯製成。聚乙烯製組件可與磁振造影相容。	高度耐磨損	50000	FBZ022580001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1810	人工膝關節脛骨襯墊 SIGMA PLI XLK INSERT 2 10MM AS:J&J-DEPUY 158101110	SIGMA PLI XLK INSERT 2 10MM AS:J&J-DEPUY 158101110	全膝膝關節置換術的侯選者包括因骨關節炎、外傷後關節炎、類風濕關節炎、或前次植入失敗導致關節嚴重疼痛及/或嚴重失能的病患	無	本產品是包含分開包裝的脛骨襯墊組件，設計用來取代膝關節的天然關節面。脛骨襯墊組件全由聚乙烯製成。聚乙烯製組件可與磁振造影相容。	高度耐磨損	50000	FBZ022580001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1811	人工膝關節脛骨襯墊 SIGMA PLI XLK INSERT 2 12.5MM AS:J&J-DEPUY 158101112	SIGMA PLI XLK INSERT 2 12.5MM AS:J&J-DEPUY 158101112	全膝膝關節置換術的侯選者包括因骨關節炎、外傷後關節炎、類風濕關節炎、或前次植入失敗導致關節嚴重疼痛及/或嚴重失能的病患	無	本產品是包含分開包裝的脛骨襯墊組件，設計用來取代膝關節的天然關節面。脛骨襯墊組件全由聚乙烯製成。聚乙烯製組件可與磁振造影相容。	高度耐磨損	50000	FBZ022580001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1812	人工膝關節脛骨襯墊 SIGMA PLI XLK INSERT 2.5 15MM AS:J&J-DEPUY 158102115	SIGMA PLI XLK INSERT 2.5 15MM AS:J&J-DEPUY 158102115	全膝膝關節置換術的侯選者包括因骨關節炎、外傷後關節炎、類風濕關節炎、或前次植入失敗導致關節嚴重疼痛及/或嚴重失能的病患	無	本產品是包含分開包裝的脛骨襯墊組件，設計用來取代膝關節的天然關節面。脛骨襯墊組件全由聚乙烯製成。聚乙烯製組件可與磁振造影相容。	高度耐磨損	50000	FBZ022580001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1813	人工膝關節脛骨襯墊 SIGMA PLI XLK INSERT 3 8MM AS:J&J-DEPUY 158103108	SIGMA PLI XLK INSERT 3 8MM AS:J&J-DEPUY 158103108	全膝膝關節置換術的侯選者包括因骨關節炎、外傷後關節炎、類風濕關節炎、或前次植入失敗導致關節嚴重疼痛及/或嚴重失能的病患	無	本產品是包含分開包裝的脛骨襯墊組件，設計用來取代膝關節的天然關節面。脛骨襯墊組件全由聚乙烯製成。聚乙烯製組件可與磁振造影相容。	高度耐磨損	50000	FBZ022580001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1814	人工膝關節脛骨襯墊 SIGMA PLI XLK INSERT 2.5 10MM AS:J&J-DEPUY 158102110	SIGMA PLI XLK INSERT 2.5 10MM AS:J&J-DEPUY 158102110	全膝膝關節置換術的侯選者包括因骨關節炎、外傷後關節炎、類風濕關節炎、或前次植入失敗導致關節嚴重疼痛及/或嚴重失能的病患	無	本產品是包含分開包裝的脛骨襯墊組件，設計用來取代膝關節的天然關節面。脛骨襯墊組件全由聚乙烯製成。聚乙烯製組件可與磁振造影相容。	高度耐磨損	50000	FBZ022580001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1815	人工膝關節脛骨襯墊 SIGMA PLI XLK INSERT 2.5 12.5MM AS:J&J-DEPUY 158102112	SIGMA PLI XLK INSERT 2.5 12.5MM AS:J&J-DEPUY 158102112	全膝膝關節置換術的侯選者包括因骨關節炎、外傷後關節炎、類風濕關節炎、或前次植入失敗導致關節嚴重疼痛及/或嚴重失能的病患	無	本產品是包含分開包裝的脛骨襯墊組件，設計用來取代膝關節的天然關節面。脛骨襯墊組件全由聚乙烯製成。聚乙烯製組件可與磁振造影相容。	高度耐磨損	50000	FBZ022580001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1816	人工膝關節脛骨襯墊 SIGMA PLI XLK INSERT 3 15MM AS:J&J-DEPUY 158103115	SIGMA PLI XLK INSERT 3 15MM AS:J&J-DEPUY 158103115	全膝膝關節置換術的侯選者包括因骨關節炎、外傷後關節炎、類風濕關節炎、或前次植入失敗導致關節嚴重疼痛及/或嚴重失能的病患	無	本產品是包含分開包裝的脛骨襯墊組件，設計用來取代膝關節的天然關節面。脛骨襯墊組件全由聚乙烯製成。聚乙烯製組件可與磁振造影相容。	高度耐磨損	50000	FBZ022580001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1817	人工膝關節脛骨襯墊 SIGMA PLI XLK INSERT 4 8MM AS:J&J-DEPUY 158104108	SIGMA PLI XLK INSERT 4 8MM AS:J&J-DEPUY 158104108	全膝膝關節置換術的侯選者包括因骨關節炎、外傷後關節炎、類風濕關節炎、或前次植入失敗導致關節嚴重疼痛及/或嚴重失能的病患	無	本產品是包含分開包裝的脛骨襯墊組件，設計用來取代膝關節的天然關節面。脛骨襯墊組件全由聚乙烯製成。聚乙烯製組件可與磁振造影相容。	高度耐磨損	50000	FBZ022580001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1818	人工膝關節脛骨襯墊 SIGMA PLI XLK INSERT 3 10MM AS:J&J-DEPUY 158103110	SIGMA PLI XLK INSERT 3 10MM AS:J&J-DEPUY 158103110	全膝膝關節置換術的侯選者包括因骨關節炎、外傷後關節炎、類風濕關節炎、或前次植入失敗導致關節嚴重疼痛及/或嚴重失能的病患	無	本產品是包含分開包裝的脛骨襯墊組件，設計用來取代膝關節的天然關節面。脛骨襯墊組件全由聚乙烯製成。聚乙烯製組件可與磁振造影相容。	高度耐磨損	50000	FBZ022580001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1819	人工膝關節脛骨襯墊 SIGMA PLI XLK INSERT 3 12.5MM AS:J&J-DEPUY 158103112	SIGMA PLI XLK INSERT 3 12.5MM AS:J&J-DEPUY 158103112	全膝膝關節置換術的侯選者包括因骨關節炎、外傷後關節炎、類風濕關節炎、或前次植入失敗導致關節嚴重疼痛及/或嚴重失能的病患	無	本產品是包含分開包裝的脛骨襯墊組件，設計用來取代膝關節的天然關節面。脛骨襯墊組件全由聚乙烯製成。聚乙烯製組件可與磁振造影相容。	高度耐磨損	50000	FBZ022580001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1820	人工膝關節脛骨襯墊 SIGMA PLI XLK INSERT 4 15MM AS:J&J-DEPUY 158104115	SIGMA PLI XLK INSERT 4 15MM AS:J&J-DEPUY 158104115	全膝膝關節置換術的侯選者包括因骨關節炎、外傷後關節炎、類風濕關節炎、或前次植入失敗導致關節嚴重疼痛及/或嚴重失能的病患	無	本產品是包含分開包裝的脛骨襯墊組件，設計用來取代膝關節的天然關節面。脛骨襯墊組件全由聚乙烯製成。聚乙烯製組件可與磁振造影相容。	高度耐磨損	50000	FBZ022580001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。

1821	人工膝關節脛骨襯墊 SIGMA STAB XLK INSERT 2 8MM AS:J&J-DEPUY 158121108	SIGMA STAB XLK INSERT 2 8MM AS:J&J-DEPUY 158121108	全膝膝關節置換術的候選者包括因骨關節炎、外傷後關節炎、類風濕關節炎、或前次植入失敗導致關節嚴重疼痛及/或嚴重失能的病患	無	本產品是包含分開包裝的脛骨襯墊組件，設計用來取代膝關節的天然關節面。脛骨襯墊組件全由聚乙烯製成。聚乙烯製組件可與磁振造影相容。	高度耐磨損	50000	FBZ022580001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1822	人工膝關節脛骨襯墊 SIGMA PLI XLK INSERT 4 10MM AS:J&J-DEPUY 158104110	SIGMA PLI XLK INSERT 4 10MM AS:J&J-DEPUY 158104110	全膝膝關節置換術的候選者包括因骨關節炎、外傷後關節炎、類風濕關節炎、或前次植入失敗導致關節嚴重疼痛及/或嚴重失能的病患	無	本產品是包含分開包裝的脛骨襯墊組件，設計用來取代膝關節的天然關節面。脛骨襯墊組件全由聚乙烯製成。聚乙烯製組件可與磁振造影相容。	高度耐磨損	50000	FBZ022580001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1823	人工膝關節脛骨襯墊 SIGMA PLI XLK INSERT 4 12.5MM AS:J&J-DEPUY 158104112	SIGMA PLI XLK INSERT 4 12.5MM AS:J&J-DEPUY 158104112	全膝膝關節置換術的候選者包括因骨關節炎、外傷後關節炎、類風濕關節炎、或前次植入失敗導致關節嚴重疼痛及/或嚴重失能的病患	無	本產品是包含分開包裝的脛骨襯墊組件，設計用來取代膝關節的天然關節面。脛骨襯墊組件全由聚乙烯製成。聚乙烯製組件可與磁振造影相容。	高度耐磨損	50000	FBZ022580001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1824	人工膝關節脛骨襯墊 SIGMA STAB XLK INSERT 2 15MM AS:J&J-DEPUY 158121115	SIGMA STAB XLK INSERT 2 15MM AS:J&J-DEPUY 158121115	全膝膝關節置換術的候選者包括因骨關節炎、外傷後關節炎、類風濕關節炎、或前次植入失敗導致關節嚴重疼痛及/或嚴重失能的病患	無	本產品是包含分開包裝的脛骨襯墊組件，設計用來取代膝關節的天然關節面。脛骨襯墊組件全由聚乙烯製成。聚乙烯製組件可與磁振造影相容。	高度耐磨損	50000	FBZ022580001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1825	人工膝關節脛骨襯墊 SIGMA STAB XLK INSERT 2.5 8MM AS:J&J-DEPUY 158122108	SIGMA STAB XLK INSERT 2.5 8MM AS:J&J-DEPUY 158122108	全膝膝關節置換術的候選者包括因骨關節炎、外傷後關節炎、類風濕關節炎、或前次植入失敗導致關節嚴重疼痛及/或嚴重失能的病患	無	本產品是包含分開包裝的脛骨襯墊組件，設計用來取代膝關節的天然關節面。脛骨襯墊組件全由聚乙烯製成。聚乙烯製組件可與磁振造影相容。	高度耐磨損	50000	FBZ022580001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1826	人工膝關節脛骨襯墊 SIGMA STAB XLK INSERT 2 10MM AS:J&J-DEPUY 158121110	SIGMA STAB XLK INSERT 2 10MM AS:J&J-DEPUY 158121110	全膝膝關節置換術的候選者包括因骨關節炎、外傷後關節炎、類風濕關節炎、或前次植入失敗導致關節嚴重疼痛及/或嚴重失能的病患	無	本產品是包含分開包裝的脛骨襯墊組件，設計用來取代膝關節的天然關節面。脛骨襯墊組件全由聚乙烯製成。聚乙烯製組件可與磁振造影相容。	高度耐磨損	50000	FBZ022580001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1827	人工膝關節脛骨襯墊 SIGMA STAB XLK INSERT 2 12.5MM AS:J&J-DEPUY 158121112	SIGMA STAB XLK INSERT 2 12.5MM AS:J&J-DEPUY 158121112	全膝膝關節置換術的候選者包括因骨關節炎、外傷後關節炎、類風濕關節炎、或前次植入失敗導致關節嚴重疼痛及/或嚴重失能的病患	無	本產品是包含分開包裝的脛骨襯墊組件，設計用來取代膝關節的天然關節面。脛骨襯墊組件全由聚乙烯製成。聚乙烯製組件可與磁振造影相容。	高度耐磨損	50000	FBZ022580001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1828	人工膝關節脛骨襯墊 SIGMA STAB XLK INSERT 2.5 15MM AS:J&J-DEPUY 158122115	SIGMA STAB XLK INSERT 2.5 15MM AS:J&J-DEPUY 158122115	全膝膝關節置換術的候選者包括因骨關節炎、外傷後關節炎、類風濕關節炎、或前次植入失敗導致關節嚴重疼痛及/或嚴重失能的病患	無	本產品是包含分開包裝的脛骨襯墊組件，設計用來取代膝關節的天然關節面。脛骨襯墊組件全由聚乙烯製成。聚乙烯製組件可與磁振造影相容。	高度耐磨損	50000	FBZ022580001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1829	人工膝關節脛骨襯墊 SIGMA STAB XLK INSERT 3 8MM AS:J&J-DEPUY 158123108	SIGMA STAB XLK INSERT 3 8MM AS:J&J-DEPUY 158123108	全膝膝關節置換術的候選者包括因骨關節炎、外傷後關節炎、類風濕關節炎、或前次植入失敗導致關節嚴重疼痛及/或嚴重失能的病患	無	本產品是包含分開包裝的脛骨襯墊組件，設計用來取代膝關節的天然關節面。脛骨襯墊組件全由聚乙烯製成。聚乙烯製組件可與磁振造影相容。	高度耐磨損	50000	FBZ022580001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1830	人工膝關節脛骨襯墊 SIGMA STAB XLK INSERT 2.5 10MM AS:J&J-DEPUY 158122110	SIGMA STAB XLK INSERT 2.5 10MM AS:J&J-DEPUY 158122110	全膝膝關節置換術的候選者包括因骨關節炎、外傷後關節炎、類風濕關節炎、或前次植入失敗導致關節嚴重疼痛及/或嚴重失能的病患	無	本產品是包含分開包裝的脛骨襯墊組件，設計用來取代膝關節的天然關節面。脛骨襯墊組件全由聚乙烯製成。聚乙烯製組件可與磁振造影相容。	高度耐磨損	50000	FBZ022580001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1831	人工膝關節脛骨襯墊 SIGMA STAB XLK INSERT 2.5 12.5MM AS:J&J-DEPUY 158122112	SIGMA STAB XLK INSERT 2.5 12.5MM AS:J&J-DEPUY 158122112	全膝膝關節置換術的候選者包括因骨關節炎、外傷後關節炎、類風濕關節炎、或前次植入失敗導致關節嚴重疼痛及/或嚴重失能的病患	無	本產品是包含分開包裝的脛骨襯墊組件，設計用來取代膝關節的天然關節面。脛骨襯墊組件全由聚乙烯製成。聚乙烯製組件可與磁振造影相容。	高度耐磨損	50000	FBZ022580001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1832	人工膝關節脛骨襯墊 SIGMA STAB XLK INSERT 3 15MM AS:J&J-DEPUY 158123115	SIGMA STAB XLK INSERT 3 15MM AS:J&J-DEPUY 158123115	全膝膝關節置換術的候選者包括因骨關節炎、外傷後關節炎、類風濕關節炎、或前次植入失敗導致關節嚴重疼痛及/或嚴重失能的病患	無	本產品是包含分開包裝的脛骨襯墊組件，設計用來取代膝關節的天然關節面。脛骨襯墊組件全由聚乙烯製成。聚乙烯製組件可與磁振造影相容。	高度耐磨損	50000	FBZ022580001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1833	人工膝關節脛骨襯墊 SIGMA STAB XLK INSERT 4 8MM AS:J&J-DEPUY 158124108	SIGMA STAB XLK INSERT 4 8MM AS:J&J-DEPUY 158124108	全膝膝關節置換術的候選者包括因骨關節炎、外傷後關節炎、類風濕關節炎、或前次植入失敗導致關節嚴重疼痛及/或嚴重失能的病患	無	本產品是包含分開包裝的脛骨襯墊組件，設計用來取代膝關節的天然關節面。脛骨襯墊組件全由聚乙烯製成。聚乙烯製組件可與磁振造影相容。	高度耐磨損	50000	FBZ022580001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1834	人工膝關節脛骨襯墊 SIGMA STAB XLK INSERT 3 10MM AS:J&J-DEPUY 158123110	SIGMA STAB XLK INSERT 3 10MM AS:J&J-DEPUY 158123110	全膝膝關節置換術的候選者包括因骨關節炎、外傷後關節炎、類風濕關節炎、或前次植入失敗導致關節嚴重疼痛及/或嚴重失能的病患	無	本產品是包含分開包裝的脛骨襯墊組件，設計用來取代膝關節的天然關節面。脛骨襯墊組件全由聚乙烯製成。聚乙烯製組件可與磁振造影相容。	高度耐磨損	50000	FBZ022580001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1835	人工膝關節脛骨襯墊 SIGMA STAB XLK INSERT 3 12.5MM AS:J&J-DEPUY 158123112	SIGMA STAB XLK INSERT 3 12.5MM AS:J&J-DEPUY 158123112	全膝膝關節置換術的候選者包括因骨關節炎、外傷後關節炎、類風濕關節炎、或前次植入失敗導致關節嚴重疼痛及/或嚴重失能的病患	無	本產品是包含分開包裝的脛骨襯墊組件，設計用來取代膝關節的天然關節面。脛骨襯墊組件全由聚乙烯製成。聚乙烯製組件可與磁振造影相容。	高度耐磨損	50000	FBZ022580001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1836	人工膝關節脛骨襯墊 SIGMA STAB XLK INSERT 4 15MM AS:J&J-DEPUY 158124115	SIGMA STAB XLK INSERT 4 15MM AS:J&J-DEPUY 158124115	全膝膝關節置換術的候選者包括因骨關節炎、外傷後關節炎、類風濕關節炎、或前次植入失敗導致關節嚴重疼痛及/或嚴重失能的病患	無	本產品是包含分開包裝的脛骨襯墊組件，設計用來取代膝關節的天然關節面。脛骨襯墊組件全由聚乙烯製成。聚乙烯製組件可與磁振造影相容。	高度耐磨損	50000	FBZ022580001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1837	人工膝關節脛骨襯墊 SIGMA STAB XLK INSERT 4 10MM AS:J&J-DEPUY 158124110	SIGMA STAB XLK INSERT 4 10MM AS:J&J-DEPUY 158124110	全膝膝關節置換術的候選者包括因骨關節炎、外傷後關節炎、類風濕關節炎、或前次植入失敗導致關節嚴重疼痛及/或嚴重失能的病患	無	本產品是包含分開包裝的脛骨襯墊組件，設計用來取代膝關節的天然關節面。脛骨襯墊組件全由聚乙烯製成。聚乙烯製組件可與磁振造影相容。	高度耐磨損	50000	FBZ022580001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1838	人工膝關節脛骨襯墊 SIGMA STAB XLK INSERT 4 12.5MM AS:J&J-DEPUY 158124112	SIGMA STAB XLK INSERT 4 12.5MM AS:J&J-DEPUY 158124112	全膝膝關節置換術的候選者包括因骨關節炎、外傷後關節炎、類風濕關節炎、或前次植入失敗導致關節嚴重疼痛及/或嚴重失能的病患	無	本產品是包含分開包裝的脛骨襯墊組件，設計用來取代膝關節的天然關節面。脛骨襯墊組件全由聚乙烯製成。聚乙烯製組件可與磁振造影相容。	高度耐磨損	50000	FBZ022580001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1839	全人工膝關節脛骨墊片 SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL INSERT 8MM #3(PS) AS:OSTEONICS 82-7-0308	SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL INSERT 8MM #3(PS) AS:OSTEONICS 82-7-0308	減少人工全膝關節置換後的磨損，增進人工全膝關節的使用期限	無	專利製程特別將加熱溫度控制在熔點以下，再配合三次超耐磨處理，便能夠有效消除自由基的產生，預防往後聚乙烯襯墊在人體內腐蝕，減少再進行第二次置換手術的機率。	耐磨度提高、延後可能需第二次開刀時機	51000	FBZ019366001	避免摩擦，或撞擊本器材。持續監測新的或反覆出現的感染。使用此醫材可能導致髕骨韌帶處於高伸展狀態。禁忌症包括：關節感染，脛骨、股骨、髕骨表面骨質不佳，神經性關節疾病
1840	全人工膝關節脛骨墊片 SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL INSERT 10MM #3(PS) AS:OSTEONICS 82-7-0310	SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL INSERT 10MM #3(PS) AS:OSTEONICS 82-7-0310	減少人工全膝關節置換後的磨損，增進人工全膝關節的使用期限	無	專利製程特別將加熱溫度控制在熔點以下，再配合三次超耐磨處理，便能夠有效消除自由基的產生，預防往後聚乙烯襯墊在人體內腐蝕，減少再進行第二次置換手術的機率。	耐磨度提高、延後可能需第二次開刀時機	51000	FBZ019366001	避免摩擦，或撞擊本器材。持續監測新的或反覆出現的感染。使用此醫材可能導致髕骨韌帶處於高伸展狀態。禁忌症包括：關節感染，脛骨、股骨、髕骨表面骨質不佳，神經性關節疾病
1841	全人工膝關節脛骨墊片 SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL INSERT 12MM #3(PS) AS:OSTEONICS 82-7-0312	SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL INSERT 12MM #3(PS) AS:OSTEONICS 82-7-0312	減少人工全膝關節置換後的磨損，增進人工全膝關節的使用期限	無	專利製程特別將加熱溫度控制在熔點以下，再配合三次超耐磨處理，便能夠有效消除自由基的產生，預防往後聚乙烯襯墊在人體內腐蝕，減少再進行第二次置換手術的機率。	耐磨度提高、延後可能需第二次開刀時機	51000	FBZ019366001	避免摩擦，或撞擊本器材。持續監測新的或反覆出現的感染。使用此醫材可能導致髕骨韌帶處於高伸展狀態。禁忌症包括：關節感染，脛骨、股骨、髕骨表面骨質不佳，神經性關節疾病
1842	全人工膝關節脛骨墊片 SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL INSERT 15MM #3(PS) AS:OSTEONICS 82-7-0315	SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL INSERT 15MM #3(PS) AS:OSTEONICS 82-7-0315	減少人工全膝關節置換後的磨損，增進人工全膝關節的使用期限	無	專利製程特別將加熱溫度控制在熔點以下，再配合三次超耐磨處理，便能夠有效消除自由基的產生，預防往後聚乙烯襯墊在人體內腐蝕，減少再進行第二次置換手術的機率。	耐磨度提高、延後可能需第二次開刀時機	51000	FBZ019366001	避免摩擦，或撞擊本器材。持續監測新的或反覆出現的感染。使用此醫材可能導致髕骨韌帶處於高伸展狀態。禁忌症包括：關節感染，脛骨、股骨、髕骨表面骨質不佳，神經性關節疾病

1843	全人工膝關節脛骨墊片 SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL INSERT 8MM #5(PS) AS:OSTEONICS 82-7-0508	SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL INSERT 8MM #5(PS) AS:OSTEONICS 82-7-0508	減少人工全膝關節置換後的磨損，增進人工全膝關節的使用期限	無	專利製程特別將加熱溫度控制在熔點以下，再配合三次超耐磨處理，便能夠有效消除自由基的產生，預防往後聚乙烯襯墊在人體內腐蝕，減少再進行第二次置換手術的機率。	耐磨度提高、延後可能需第二次開刀時機	51000	FBZ019366001	避免摩擦，或撞擊本器材。持續監測新的或反覆出現的感染。使用此醫材可能導致髕骨韌帶處於高伸展狀態。禁忌症包括：關節感染，脛骨、股骨、髕骨表面骨質不佳，神經性關節疾病
1844	全人工膝關節脛骨墊片 SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL INSERT 10MM #5(PS) AS:OSTEONICS 82-7-0510	SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL INSERT 10MM #5(PS) AS:OSTEONICS 82-7-0510	減少人工全膝關節置換後的磨損，增進人工全膝關節的使用期限	無	專利製程特別將加熱溫度控制在熔點以下，再配合三次超耐磨處理，便能夠有效消除自由基的產生，預防往後聚乙烯襯墊在人體內腐蝕，減少再進行第二次置換手術的機率。	耐磨度提高、延後可能需第二次開刀時機	51000	FBZ019366001	避免摩擦，或撞擊本器材。持續監測新的或反覆出現的感染。使用此醫材可能導致髕骨韌帶處於高伸展狀態。禁忌症包括：關節感染，脛骨、股骨、髕骨表面骨質不佳，神經性關節疾病
1845	全人工膝關節脛骨墊片 SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL INSERT 12MM #5(PS) AS:OSTEONICS 82-7-0512	SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL INSERT 12MM #5(PS) AS:OSTEONICS 82-7-0512	減少人工全膝關節置換後的磨損，增進人工全膝關節的使用期限	無	專利製程特別將加熱溫度控制在熔點以下，再配合三次超耐磨處理，便能夠有效消除自由基的產生，預防往後聚乙烯襯墊在人體內腐蝕，減少再進行第二次置換手術的機率。	耐磨度提高、延後可能需第二次開刀時機	51000	FBZ019366001	避免摩擦，或撞擊本器材。持續監測新的或反覆出現的感染。使用此醫材可能導致髕骨韌帶處於高伸展狀態。禁忌症包括：關節感染，脛骨、股骨、髕骨表面骨質不佳，神經性關節疾病
1846	全人工膝關節脛骨墊片 SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL INSERT 15MM #5(PS) AS:OSTEONICS 82-7-0515	SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL INSERT 15MM #5(PS) AS:OSTEONICS 82-7-0515	減少人工全膝關節置換後的磨損，增進人工全膝關節的使用期限	無	專利製程特別將加熱溫度控制在熔點以下，再配合三次超耐磨處理，便能夠有效消除自由基的產生，預防往後聚乙烯襯墊在人體內腐蝕，減少再進行第二次置換手術的機率。	耐磨度提高、延後可能需第二次開刀時機	51000	FBZ019366001	避免摩擦，或撞擊本器材。持續監測新的或反覆出現的感染。使用此醫材可能導致髕骨韌帶處於高伸展狀態。禁忌症包括：關節感染，脛骨、股骨、髕骨表面骨質不佳，神經性關節疾病
1847	全人工膝關節脛骨墊片 SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL INSERT 8MM #7(PS) AS:OSTEONICS 82-7-0708	SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL INSERT 8MM #7(PS) AS:OSTEONICS 82-7-0708	減少人工全膝關節置換後的磨損，增進人工全膝關節的使用期限	無	專利製程特別將加熱溫度控制在熔點以下，再配合三次超耐磨處理，便能夠有效消除自由基的產生，預防往後聚乙烯襯墊在人體內腐蝕，減少再進行第二次置換手術的機率。	耐磨度提高、延後可能需第二次開刀時機	51000	FBZ019366001	避免摩擦，或撞擊本器材。持續監測新的或反覆出現的感染。使用此醫材可能導致髕骨韌帶處於高伸展狀態。禁忌症包括：關節感染，脛骨、股骨、髕骨表面骨質不佳，神經性關節疾病
1848	全人工膝關節脛骨墊片 SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL INSERT 10MM #7(PS) AS:OSTEONICS 82-7-0710	SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL INSERT 10MM #7(PS) AS:OSTEONICS 82-7-0710	減少人工全膝關節置換後的磨損，增進人工全膝關節的使用期限	無	專利製程特別將加熱溫度控制在熔點以下，再配合三次超耐磨處理，便能夠有效消除自由基的產生，預防往後聚乙烯襯墊在人體內腐蝕，減少再進行第二次置換手術的機率。	耐磨度提高、延後可能需第二次開刀時機	51000	FBZ019366001	避免摩擦，或撞擊本器材。持續監測新的或反覆出現的感染。使用此醫材可能導致髕骨韌帶處於高伸展狀態。禁忌症包括：關節感染，脛骨、股骨、髕骨表面骨質不佳，神經性關節疾病
1849	全人工膝關節脛骨墊片 SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL INSERT 12MM #7(PS) AS:OSTEONICS 82-7-0712	SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL INSERT 12MM #7(PS) AS:OSTEONICS 82-7-0712	減少人工全膝關節置換後的磨損，增進人工全膝關節的使用期限	無	專利製程特別將加熱溫度控制在熔點以下，再配合三次超耐磨處理，便能夠有效消除自由基的產生，預防往後聚乙烯襯墊在人體內腐蝕，減少再進行第二次置換手術的機率。	耐磨度提高、延後可能需第二次開刀時機	51000	FBZ019366001	避免摩擦，或撞擊本器材。持續監測新的或反覆出現的感染。使用此醫材可能導致髕骨韌帶處於高伸展狀態。禁忌症包括：關節感染，脛骨、股骨、髕骨表面骨質不佳，神經性關節疾病
1850	全人工膝關節脛骨墊片 SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL INSERT 15MM #7(PS) AS:OSTEONICS 82-7-0715	SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL INSERT 15MM #7(PS) AS:OSTEONICS 82-7-0715	減少人工全膝關節置換後的磨損，增進人工全膝關節的使用期限	無	專利製程特別將加熱溫度控制在熔點以下，再配合三次超耐磨處理，便能夠有效消除自由基的產生，預防往後聚乙烯襯墊在人體內腐蝕，減少再進行第二次置換手術的機率。	耐磨度提高、延後可能需第二次開刀時機	51000	FBZ019366001	避免摩擦，或撞擊本器材。持續監測新的或反覆出現的感染。使用此醫材可能導致髕骨韌帶處於高伸展狀態。禁忌症包括：關節感染，脛骨、股骨、髕骨表面骨質不佳，神經性關節疾病
1851	全人工膝關節脛骨墊片 SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL INSERT 8MM #9(PS) AS:OSTEONICS 82-7-0908	SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL INSERT 8MM #9(PS) AS:OSTEONICS 82-7-0908	減少人工全膝關節置換後的磨損，增進人工全膝關節的使用期限	無	專利製程特別將加熱溫度控制在熔點以下，再配合三次超耐磨處理，便能夠有效消除自由基的產生，預防往後聚乙烯襯墊在人體內腐蝕，減少再進行第二次置換手術的機率。	耐磨度提高、延後可能需第二次開刀時機	51000	FBZ019366001	避免摩擦，或撞擊本器材。持續監測新的或反覆出現的感染。使用此醫材可能導致髕骨韌帶處於高伸展狀態。禁忌症包括：關節感染，脛骨、股骨、髕骨表面骨質不佳，神經性關節疾病
1852	全人工膝關節脛骨墊片 SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL INSERT 10MM #9(PS) AS:OSTEONICS 82-7-0910	SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL INSERT 10MM #9(PS) AS:OSTEONICS 82-7-0910	減少人工全膝關節置換後的磨損，增進人工全膝關節的使用期限	無	專利製程特別將加熱溫度控制在熔點以下，再配合三次超耐磨處理，便能夠有效消除自由基的產生，預防往後聚乙烯襯墊在人體內腐蝕，減少再進行第二次置換手術的機率。	耐磨度提高、延後可能需第二次開刀時機	51000	FBZ019366001	避免摩擦，或撞擊本器材。持續監測新的或反覆出現的感染。使用此醫材可能導致髕骨韌帶處於高伸展狀態。禁忌症包括：關節感染，脛骨、股骨、髕骨表面骨質不佳，神經性關節疾病
1853	全人工膝關節脛骨墊片 SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL INSERT 12MM #9(PS) AS:OSTEONICS 82-7-0912	SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL INSERT 12MM #9(PS) AS:OSTEONICS 82-7-0912	減少人工全膝關節置換後的磨損，增進人工全膝關節的使用期限	無	專利製程特別將加熱溫度控制在熔點以下，再配合三次超耐磨處理，便能夠有效消除自由基的產生，預防往後聚乙烯襯墊在人體內腐蝕，減少再進行第二次置換手術的機率。	耐磨度提高、延後可能需第二次開刀時機	51000	FBZ019366001	避免摩擦，或撞擊本器材。持續監測新的或反覆出現的感染。使用此醫材可能導致髕骨韌帶處於高伸展狀態。禁忌症包括：關節感染，脛骨、股骨、髕骨表面骨質不佳，神經性關節疾病
1854	全人工膝關節脛骨墊片 SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL INSERT 15MM #9(PS) AS:OSTEONICS 82-7-0915	SCORPIO TOTAL KNEE SYSTEM TIBIAL INSERT 15MM #9(PS) AS:OSTEONICS 82-7-0915	減少人工全膝關節置換後的磨損，增進人工全膝關節的使用期限	無	專利製程特別將加熱溫度控制在熔點以下，再配合三次超耐磨處理，便能夠有效消除自由基的產生，預防往後聚乙烯襯墊在人體內腐蝕，減少再進行第二次置換手術的機率。	耐磨度提高、延後可能需第二次開刀時機	51000	FBZ019366001	避免摩擦，或撞擊本器材。持續監測新的或反覆出現的感染。使用此醫材可能導致髕骨韌帶處於高伸展狀態。禁忌症包括：關節感染，脛骨、股骨、髕骨表面骨質不佳，神經性關節疾病
1855	脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS CDH LEGACY SCREW MAS 5.5X35MM AS:MEDTRONIC 7225535	CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS CDH LEGACY SCREW MAS 5.5X35MM AS:MEDTRONIC 7225535	本案特材長期追蹤效果與傳統手術無明顯差異，且價格過高，暫不納入健保給付。.適用後方非頸部固定在以下適應症:.1.椎間盤退化症、2.脊椎滑脫症、3.外傷(如骨折或脫臼)、4.脊椎狹窄症、5.脊椎彎曲(如脊椎側彎、後彎、前彎)、6.腫瘤、7.假性關節炎、8.前次骨融合手術失敗。.	硬膜撕裂、假性腦脊髓膜膨出、瘺管、持續的腦脊髓液滲漏、腦膜炎、椎間盤髓核突出、手術部位處或其上下的椎間盤破壞或退化症。	脊椎固定系統是為固定脊椎椎段，協助提供胸腰椎、或薦椎融合輔助固定器材。	無健保給付項目可比較	14400	FBZ018539001	過胖、營養不良或酗酒的病患都是脊椎融合術不適對象。
1856	脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS CDH LEGACY SCREW MAS 5.5X40MM AS:MEDTRONIC 7225540	CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS CDH LEGACY SCREW MAS 5.5X40MM AS:MEDTRONIC 7225540	本案特材長期追蹤效果與傳統手術無明顯差異，且價格過高，暫不納入健保給付。.適用後方非頸部固定在以下適應症:.1.椎間盤退化症、2.脊椎滑脫症、3.外傷(如骨折或脫臼)、4.脊椎狹窄症、5.脊椎彎曲(如脊椎側彎、後彎、前彎)、6.腫瘤、7.假性關節炎、8.前次骨融合手術失敗。.	硬膜撕裂、假性腦脊髓膜膨出、瘺管、持續的腦脊髓液滲漏、腦膜炎、椎間盤髓核突出、手術部位處或其上下的椎間盤破壞或退化症。	脊椎固定系統是為固定脊椎椎段，協助提供胸腰椎、或薦椎融合輔助固定器材。	無健保給付項目可比較	14400	FBZ018539001	過胖、營養不良或酗酒的病患都是脊椎融合術不適對象。
1857	艾提神經刺激器 ACTIVA NEUROSTIMULATOR AS：MEDTRONIC 37612	ACTIVA NEUROSTIMULATOR AS：MEDTRONIC 37612	可充電式電池(健保無類似品項)	"感染，植入物材質過敏，植入物位移，導線破損"	可重複充電	健保無類似品項	850000	FHZ023376003	避免MRI使用
1858	艾提神經刺激器 組織切口轉接器 ACTIVA ACCESSORIES 1X4 POCKET ADAPTOR AS：MEDTRONIC 64001	ACTIVA ACCESSORIES 1X4 POCKET ADAPTOR AS：MEDTRONIC 64001	新舊電池更換(健保無類似品項)	"感染，植入物材質過敏，植入物位移，導線破損"	單側電池使用	健保無類似品項	29000	FHZ023855001	避免MRI使用
1859	艾提神經刺激器 組織切口轉接器 ACTIVA ACCESSORIES 2X4 POCKET ADAPTOR AS：MEDTRONIC 64002	ACTIVA ACCESSORIES 2X4 POCKET ADAPTOR AS：MEDTRONIC 64002	新舊電池更換(健保無類似品項)	"感染，植入物材質過敏，植入物位移，導線破損"	雙側電池使用	健保無類似品項	29000	FHZ023855001	避免MRI使用

1860	脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS CDH LEGACY SCREW MAS 6.5X35MM AS:MEDTRONIC 7226535	CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS CDH LEGACY SCREW MAS 6.5X35MM AS:MEDTRONIC 7226535	本案特材長期追蹤效果與傳統手術無明顯差異，且價格過高，暫不納入健保給付。,適用後方非頸部固定在以下適應症:.1.椎間盤退化症、2.脊椎滑脫症、3.外傷(如骨折或脫臼)、4.脊椎狹窄症、5.脊椎彎曲(如脊椎側彎、後彎、前彎)、6.腫瘤、7.假性關節炎、8.前次骨融合手術失敗。.	硬膜撕裂、假性腦脊髓膜膨出、癒管、持續的腦脊髓液滲漏、腦膜炎、椎間盤髓核突出、手術部位處或其上下的椎間盤破壞或退化症。	脊椎固定系統是為固定脊椎椎段，協助提供胸腰椎、或薦椎融合輔助固定器材。	無健保給付項目可比較	14400	FBZ018539001	過胖、營養不良或酗酒的病患都是脊椎融合術不適對象。
1861	脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS CDH LEGACY SCREW MAS 6.5X40MM AS:MEDTRONIC 7226540	CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS CDH LEGACY SCREW MAS 6.5X40MM AS:MEDTRONIC 7226540	本案特材長期追蹤效果與傳統手術無明顯差異，且價格過高，暫不納入健保給付。,適用後方非頸部固定在以下適應症:.1.椎間盤退化症、2.脊椎滑脫症、3.外傷(如骨折或脫臼)、4.脊椎狹窄症、5.脊椎彎曲(如脊椎側彎、後彎、前彎)、6.腫瘤、7.假性關節炎、8.前次骨融合手術失敗。.	硬膜撕裂、假性腦脊髓膜膨出、癒管、持續的腦脊髓液滲漏、腦膜炎、椎間盤髓核突出、手術部位處或其上下的椎間盤破壞或退化症。	脊椎固定系統是為固定脊椎椎段，協助提供胸腰椎、或薦椎融合輔助固定器材。	無健保給付項目可比較	14400	FBZ018539001	過胖、營養不良或酗酒的病患都是脊椎融合術不適對象。
1862	脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS CDH LEGACY SCREW MAS 5.5X45MM AS:MEDTRONIC 7225545	CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS CDH LEGACY SCREW MAS 5.5X45MM AS:MEDTRONIC 7225545	本案特材長期追蹤效果與傳統手術無明顯差異，且價格過高，暫不納入健保給付。,適用後方非頸部固定在以下適應症:.1.椎間盤退化症、2.脊椎滑脫症、3.外傷(如骨折或脫臼)、4.脊椎狹窄症、5.脊椎彎曲(如脊椎側彎、後彎、前彎)、6.腫瘤、7.假性關節炎、8.前次骨融合手術失敗。.	硬膜撕裂、假性腦脊髓膜膨出、癒管、持續的腦脊髓液滲漏、腦膜炎、椎間盤髓核突出、手術部位處或其上下的椎間盤破壞或退化症。	脊椎固定系統是為固定脊椎椎段，協助提供胸腰椎、或薦椎融合輔助固定器材。	無健保給付項目可比較	14400	FBZ018539001	過胖、營養不良或酗酒的病患都是脊椎融合術不適對象。
1863	脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS CDH LEGACY SCREW MAS 5.5X50MM AS:MEDTRONIC 7225550	CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS CDH LEGACY SCREW MAS 5.5X50MM AS:MEDTRONIC 7225550	本案特材長期追蹤效果與傳統手術無明顯差異，且價格過高，暫不納入健保給付。,適用後方非頸部固定在以下適應症:.1.椎間盤退化症、2.脊椎滑脫症、3.外傷(如骨折或脫臼)、4.脊椎狹窄症、5.脊椎彎曲(如脊椎側彎、後彎、前彎)、6.腫瘤、7.假性關節炎、8.前次骨融合手術失敗。.	硬膜撕裂、假性腦脊髓膜膨出、癒管、持續的腦脊髓液滲漏、腦膜炎、椎間盤髓核突出、手術部位處或其上下的椎間盤破壞或退化症。	脊椎固定系統是為固定脊椎椎段，協助提供胸腰椎、或薦椎融合輔助固定器材。	無健保給付項目可比較	14400	FBZ018539001	過胖、營養不良或酗酒的病患都是脊椎融合術不適對象。
1864	脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS CDH LEGACY SCREW MAS 6.5X55MM AS:MEDTRONIC 7226555	CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS CDH LEGACY SCREW MAS 6.5X55MM AS:MEDTRONIC 7226555	本案特材長期追蹤效果與傳統手術無明顯差異，且價格過高，暫不納入健保給付。,適用後方非頸部固定在以下適應症:.1.椎間盤退化症、2.脊椎滑脫症、3.外傷(如骨折或脫臼)、4.脊椎狹窄症、5.脊椎彎曲(如脊椎側彎、後彎、前彎)、6.腫瘤、7.假性關節炎、8.前次骨融合手術失敗。.	硬膜撕裂、假性腦脊髓膜膨出、癒管、持續的腦脊髓液滲漏、腦膜炎、椎間盤髓核突出、手術部位處或其上下的椎間盤破壞或退化症。	脊椎固定系統是為固定脊椎椎段，協助提供胸腰椎、或薦椎融合輔助固定器材。	無健保給付項目可比較	14400	FBZ018539001	過胖、營養不良或酗酒的病患都是脊椎融合術不適對象。
1865	脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS CDH LEGACY SCREW MAS 7.5X30MM AS:MEDTRONIC 7227530	CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS CDH LEGACY SCREW MAS 7.5X30MM AS:MEDTRONIC 7227530	本案特材長期追蹤效果與傳統手術無明顯差異，且價格過高，暫不納入健保給付。,適用後方非頸部固定在以下適應症:.1.椎間盤退化症、2.脊椎滑脫症、3.外傷(如骨折或脫臼)、4.脊椎狹窄症、5.脊椎彎曲(如脊椎側彎、後彎、前彎)、6.腫瘤、7.假性關節炎、8.前次骨融合手術失敗。.	硬膜撕裂、假性腦脊髓膜膨出、癒管、持續的腦脊髓液滲漏、腦膜炎、椎間盤髓核突出、手術部位處或其上下的椎間盤破壞或退化症。	脊椎固定系統是為固定脊椎椎段，協助提供胸腰椎、或薦椎融合輔助固定器材。	無健保給付項目可比較	14400	FBZ018539001	過胖、營養不良或酗酒的病患都是脊椎融合術不適對象。
1866	脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS CDH LEGACY SCREW MAS 6.5X45MM AS:MEDTRONIC 7226545	CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS CDH LEGACY SCREW MAS 6.5X45MM AS:MEDTRONIC 7226545	本案特材長期追蹤效果與傳統手術無明顯差異，且價格過高，暫不納入健保給付。,適用後方非頸部固定在以下適應症:.1.椎間盤退化症、2.脊椎滑脫症、3.外傷(如骨折或脫臼)、4.脊椎狹窄症、5.脊椎彎曲(如脊椎側彎、後彎、前彎)、6.腫瘤、7.假性關節炎、8.前次骨融合手術失敗。.	硬膜撕裂、假性腦脊髓膜膨出、癒管、持續的腦脊髓液滲漏、腦膜炎、椎間盤髓核突出、手術部位處或其上下的椎間盤破壞或退化症。	脊椎固定系統是為固定脊椎椎段，協助提供胸腰椎、或薦椎融合輔助固定器材。	無健保給付項目可比較	14400	FBZ018539001	過胖、營養不良或酗酒的病患都是脊椎融合術不適對象。
1867	脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS CDH LEGACY SCREW MAS 6.5X50MM AS:MEDTRONIC 7226550	CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS CDH LEGACY SCREW MAS 6.5X50MM AS:MEDTRONIC 7226550	本案特材長期追蹤效果與傳統手術無明顯差異，且價格過高，暫不納入健保給付。,適用後方非頸部固定在以下適應症:.1.椎間盤退化症、2.脊椎滑脫症、3.外傷(如骨折或脫臼)、4.脊椎狹窄症、5.脊椎彎曲(如脊椎側彎、後彎、前彎)、6.腫瘤、7.假性關節炎、8.前次骨融合手術失敗。.	硬膜撕裂、假性腦脊髓膜膨出、癒管、持續的腦脊髓液滲漏、腦膜炎、椎間盤髓核突出、手術部位處或其上下的椎間盤破壞或退化症。	脊椎固定系統是為固定脊椎椎段，協助提供胸腰椎、或薦椎融合輔助固定器材。	無健保給付項目可比較	14400	FBZ018539001	過胖、營養不良或酗酒的病患都是脊椎融合術不適對象。
1868	脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS CDH LEGACY SCREW MAS 7.5X45MM AS:MEDTRONIC 7227545	CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS CDH LEGACY SCREW MAS 7.5X45MM AS:MEDTRONIC 7227545	本案特材長期追蹤效果與傳統手術無明顯差異，且價格過高，暫不納入健保給付。,適用後方非頸部固定在以下適應症:.1.椎間盤退化症、2.脊椎滑脫症、3.外傷(如骨折或脫臼)、4.脊椎狹窄症、5.脊椎彎曲(如脊椎側彎、後彎、前彎)、6.腫瘤、7.假性關節炎、8.前次骨融合手術失敗。.	硬膜撕裂、假性腦脊髓膜膨出、癒管、持續的腦脊髓液滲漏、腦膜炎、椎間盤髓核突出、手術部位處或其上下的椎間盤破壞或退化症。	脊椎固定系統是為固定脊椎椎段，協助提供胸腰椎、或薦椎融合輔助固定器材。	無健保給付項目可比較	14400	FBZ018539001	過胖、營養不良或酗酒的病患都是脊椎融合術不適對象。
1869	活動式椎間輔助穩定植入物 DIAM PROSTHESIS IMPLANT WITH FLAT LIGAMENT 8MM AS:MEDTRONIC 9492208	DIAM PROSTHESIS IMPLANT WITH FLAT LIGAMENT 8MM AS:MEDTRONIC 9492208	缺乏明確證據顯示優於現行已給付治療方式且對於椎體內之失穩症狀，尚難以定義，不同意納入健保給付.適用於患有下背痛且保守治療超過六個月仍難以根治，或下背痛且出現坐骨神經痛超過二個月之腰椎手術，適用下列情形:.　椎間盤突出或相關疾病.腰椎孔狹窄	發炎反應、永久韌帶損傷、韌帶斷裂、植入物的移除。	本產品適用於患有下背痛且保守治療超過6個月仍難以根治，或下背痛且出現坐骨神經痛超過2個月之腰椎手術。	無健保給付項目可比較	95000	FBZ019987001	勿將本產品使用於仍在成長中的兒童及用在腐壞或若發生敗血症的區域。
1870	脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS CDH LEGACY SCREW MAS 7.5X35MM AS:MEDTRONIC 7227535	CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS CDH LEGACY SCREW MAS 7.5X35MM AS:MEDTRONIC 7227535	本案特材長期追蹤效果與傳統手術無明顯差異，且價格過高，暫不納入健保給付。,適用後方非頸部固定在以下適應症:.1.椎間盤退化症、2.脊椎滑脫症、3.外傷(如骨折或脫臼)、4.脊椎狹窄症、5.脊椎彎曲(如脊椎側彎、後彎、前彎)、6.腫瘤、7.假性關節炎、8.前次骨融合手術失敗。.	硬膜撕裂、假性腦脊髓膜膨出、癒管、持續的腦脊髓液滲漏、腦膜炎、椎間盤髓核突出、手術部位處或其上下的椎間盤破壞或退化症。	脊椎固定系統是為固定脊椎椎段，協助提供胸腰椎、或薦椎融合輔助固定器材。	無健保給付項目可比較	14400	FBZ018539001	過胖、營養不良或酗酒的病患都是脊椎融合術不適對象。
1871	脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS CDH LEGACY SCREW MAS 7.5X40MM AS:MEDTRONIC 7227540	CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS CDH LEGACY SCREW MAS 7.5X40MM AS:MEDTRONIC 7227540	本案特材長期追蹤效果與傳統手術無明顯差異，且價格過高，暫不納入健保給付。,適用後方非頸部固定在以下適應症:.1.椎間盤退化症、2.脊椎滑脫症、3.外傷(如骨折或脫臼)、4.脊椎狹窄症、5.脊椎彎曲(如脊椎側彎、後彎、前彎)、6.腫瘤、7.假性關節炎、8.前次骨融合手術失敗。.	硬膜撕裂、假性腦脊髓膜膨出、癒管、持續的腦脊髓液滲漏、腦膜炎、椎間盤髓核突出、手術部位處或其上下的椎間盤破壞或退化症。	脊椎固定系統是為固定脊椎椎段，協助提供胸腰椎、或薦椎融合輔助固定器材。	無健保給付項目可比較	14400	FBZ018539001	過胖、營養不良或酗酒的病患都是脊椎融合術不適對象。
1872	活動式椎間輔助穩定植入物 DIAM PROSTHESIS IMPLANT WITH FLAT LIGAMENT 14MM AS:MEDTRONIC 9492214	DIAM PROSTHESIS IMPLANT WITH FLAT LIGAMENT 14MM AS:MEDTRONIC 9492214	缺乏明確證據顯示優於現行已給付治療方式且對於椎體內之失穩症狀，尚難以定義，不同意納入健保給付.適用於患有下背痛且保守治療超過六個月仍難以根治，或下背痛且出現坐骨神經痛超過二個月之腰椎手術，適用下列情形:.　椎間盤突出或相關疾病.腰椎孔狹窄	發炎反應、永久韌帶損傷、韌帶斷裂、植入物的移除。	本產品適用於患有下背痛且保守治療超過6個月仍難以根治，或下背痛且出現坐骨神經痛超過2個月之腰椎手術。	無健保給付項目可比較	95000	FBZ019987001	勿將本產品使用於仍在成長中的兒童及用在腐壞或若發生敗血症的區域。
1873	思迪經皮脊椎固定系統 固定連結桿 ROD 5.5MM STRAIGHT 50MM AS:MEDTRONIC 7571050	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM ROD 5.5MM STRAIGHT 50MM AS:MEDTRONIC 7571050	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺寸的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	22500	FBZ019642001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。

1874	活動式椎間輔助穩定植入物 DIAM PROSTHESIS IMPLANT WITH FLAT LIGAMENT 10MM AS:MEDTRONIC 9492210	DIAM PROSTHESIS IMPLANT WITH FLAT LIGAMENT 10MM AS:MEDTRONIC 9492210	缺乏明確證據顯示優於現行已給付治療方式且對於椎體內之失穩症狀，尚難以定義，不同意納入健保給付.適用於患有下背痛且保守治療超過六個月仍難以根治，或下背痛且出現坐骨神經痛超過二個月之腰椎手術，適用下列情形:. 椎間盤突出或相關疾病. 腰椎孔狹窄	發炎反應、永久韌帶損傷、韌帶斷裂、植入物的移除。	本產品適用於患有下背痛且保守治療超過6個月仍難以根治，或下背痛且出現坐骨神經痛超過2個月之腰椎手術。	無健保給付項目可比較	95000	FBZ019987001	勿將本產品使用於仍在成長中的兒童及用在腐壞或若發生敗血症的區域。
1875	活動式椎間輔助穩定植入物 DIAM PROSTHESIS IMPLANT WITH FLAT LIGAMENT 12MM AS:MEDTRONIC 9492212	DIAM PROSTHESIS IMPLANT WITH FLAT LIGAMENT 12MM AS:MEDTRONIC 9492212	缺乏明確證據顯示優於現行已給付治療方式且對於椎體內之失穩症狀，尚難以定義，不同意納入健保給付.適用於患有下背痛且保守治療超過六個月仍難以根治，或下背痛且出現坐骨神經痛超過二個月之腰椎手術，適用下列情形:. 椎間盤突出或相關疾病. 腰椎孔狹窄	發炎反應、永久韌帶損傷、韌帶斷裂、植入物的移除。	本產品適用於患有下背痛且保守治療超過6個月仍難以根治，或下背痛且出現坐骨神經痛超過2個月之腰椎手術。	無健保給付項目可比較	95000	FBZ019987001	勿將本產品使用於仍在成長中的兒童及用在腐壞或若發生敗血症的區域。
1876	思迪經皮脊椎固定系統 固定連結桿 ROD 5.5MM STRAIGHT 70MM AS:MEDTRONIC 7571070	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM ROD 5.5MM STRAIGHT 70MM AS:MEDTRONIC 7571070	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺寸的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	22500	FBZ019642001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1877	思迪經皮脊椎固定系統 固定連結桿 ROD 5.5MM STRAIGHT 80MM AS:MEDTRONIC 7571080	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM ROD 5.5MM STRAIGHT 80MM AS:MEDTRONIC 7571080	配合達文西手術使用	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺寸的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	22500	FBZ019642001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1878	思迪經皮脊椎固定系統 固定連結桿 ROD 5.5MM STRAIGHT 60MM AS:MEDTRONIC 7571060	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM ROD 5.5MM STRAIGHT 60MM AS:MEDTRONIC 7571060	配合達文西手術使用	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺寸的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	22500	FBZ019642001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1879	思迪經皮脊椎固定系統 固定連結桿 ROD 5.5MM STRAIGHT 100MM AS:MEDTRONIC 7571100	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM ROD 5.5MM STRAIGHT 100MMAS:MEDTRONIC 7571100	配合達文西手術使用	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺寸的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	25000	FBZ019642002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1880	思迪經皮脊椎固定系統 固定連結桿 ROD 5.5MM STRAIGHT 110MM AS:MEDTRONIC 7571110	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM ROD 5.5MM STRAIGHT 110MMAS:MEDTRONIC 7571110	配合達文西手術使用	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺寸的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	25000	FBZ019642002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1881	思迪經皮脊椎固定系統 固定連結桿 ROD 5.5MM STRAIGHT 90MM AS:MEDTRONIC 7571090	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM ROD 5.5MM STRAIGHT 90MM AS:MEDTRONIC 7571090	配合達文西手術使用	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺寸的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	25000	FBZ019642002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1882	思迪經皮脊椎固定系統 固定連結桿 ROD 5.5MM STRAIGHT 130MM AS:MEDTRONIC 7571130	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM ROD 5.5MM STRAIGHT 130MMAS:MEDTRONIC 7571130	配合達文西手術使用	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺寸的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	25000	FBZ019642002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1883	思迪經皮脊椎固定系統 固定連結桿 ROD 5.5MM STRAIGHT 140MM AS:MEDTRONIC 7571140	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM ROD 5.5MM STRAIGHT 140MMAS:MEDTRONIC 7571140	配合達文西手術使用	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺寸的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	25000	FBZ019642002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1884	思迪經皮脊椎固定系統 固定連結桿 ROD 5.5MM STRAIGHT 120MM AS:MEDTRONIC 7571120	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM ROD 5.5MM STRAIGHT 120MMAS:MEDTRONIC 7571120	配合達文西手術使用	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺寸的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	25000	FBZ019642002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1885	思迪經皮脊椎固定系統 固定連結桿 ROD 5.5MM STRAIGHT 160MM AS:MEDTRONIC 7571160	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM ROD 5.5MM STRAIGHT 160MMAS:MEDTRONIC 7571160	配合達文西手術使用	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺寸的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	25000	FBZ019642002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1886	思迪經皮脊椎固定系統 固定連結桿 ROD 5.5MM STRAIGHT 170MM AS:MEDTRONIC 7571170	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM ROD 5.5MM STRAIGHT 170MMAS:MEDTRONIC 7571170	配合達文西手術使用	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺寸的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	25000	FBZ019642002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1887	思迪經皮脊椎固定系統 固定連結桿 ROD 5.5MM STRAIGHT 150MM AS:MEDTRONIC 7571150	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM ROD 5.5MM STRAIGHT 150MMAS:MEDTRONIC 7571150	配合達文西手術使用	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺寸的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	25000	FBZ019642002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1888	思迪經皮脊椎固定系統 固定連結桿 ROD 5.5MM STRAIGHT 190MM AS:MEDTRONIC 7571190	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM ROD 5.5MM STRAIGHT 190MMAS:MEDTRONIC 7571190	配合達文西手術使用	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺寸的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	25000	FBZ019642002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1889	思迪經皮脊椎固定系統 固定連結桿 ROD 5.5MM STRAIGHT 200MM AS:MEDTRONIC 7571200	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM ROD 5.5MM STRAIGHT 200MMAS:MEDTRONIC 7571200	配合達文西手術使用	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺寸的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	25000	FBZ019642002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。

1890	思迪經皮脊椎固定系統 固定連結桿 ROD 5.5MM STRAIGHT 180MM AS:MEDTRONIC 7571180	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM ROD 5.5MM STRAIGHT 180MMAS:MEDTRONIC 7571180	配合達文西手術使用	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	25000	FBZ019642002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1891	思迪經皮脊椎固定系統 固定連結桿 ROD 5.5MM STRAIGHT 240MM AS:MEDTRONIC 7571240	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM ROD 5.5MM STRAIGHT 240MMAS:MEDTRONIC 7571240	配合達文西手術使用	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	25000	FBZ019642002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1892	思迪經皮脊椎固定系統 固定連結桿 ROD 5.5MM STRAIGHT 260MM AS:MEDTRONIC 7571260	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM ROD 5.5MM STRAIGHT 260MMAS:MEDTRONIC 7571260	配合達文西手術使用	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	25000	FBZ019642002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1893	思迪經皮脊椎固定系統 固定連結桿 ROD 5.5MM STRAIGHT 220MM AS:MEDTRONIC 7571220	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM ROD 5.5MM STRAIGHT 220MMAS:MEDTRONIC 7571220	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	25000	FBZ019642002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1894	思迪經皮脊椎固定系統 固定連結桿 ROD 5.5MM STRAIGHT 300MM AS:MEDTRONIC 7571300	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM ROD 5.5MM STRAIGHT 300MMAS:MEDTRONIC 7571300	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	25000	FBZ019642002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1895	思迪經皮脊椎固定系統 骨釘 SCREW 5.5 CANN MAS 4.5X30MM AS:MEDTRONIC 7574530	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM SCREW 5.5 CANN MAS 4.5X30MM AS:MEDTRONIC 7574530	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	18750	FBZ011128001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1896	思迪經皮脊椎固定系統 固定連結桿 ROD 5.5MM STRAIGHT 280MM AS:MEDTRONIC 7571280	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM ROD 5.5MM STRAIGHT 280MMAS:MEDTRONIC 7571280	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	25000	FBZ019642002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1897	思迪經皮脊椎固定系統 骨釘 SCREW 5.5 CANN MAS 4.5X40MM AS:MEDTRONIC 7574540	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM SCREW 5.5 CANN MAS 4.5X40MM AS:MEDTRONIC 7574540	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	18750	FBZ011128001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1898	思迪經皮脊椎固定系統 骨釘 SCREW 5.5 CANN MAS 5.5X30MM AS:MEDTRONIC 7575530	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM SCREW 5.5 CANN MAS 5.5X30MM AS:MEDTRONIC 7575530	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	18750	FBZ011128001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1899	思迪經皮脊椎固定系統 骨釘 SCREW 5.5 CANN MAS 4.5X35MM AS:MEDTRONIC 7574535	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM SCREW 5.5 CANN MAS 4.5X35MM AS:MEDTRONIC 7574535	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	18750	FBZ011128001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1900	思迪經皮脊椎固定系統 骨釘 SCREW 5.5 CANN MAS 5.5X40MM AS:MEDTRONIC 7575540	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM SCREW 5.5 CANN MAS 5.5X40MM AS:MEDTRONIC 7575540	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	18750	FBZ011128001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1901	思迪經皮脊椎固定系統 骨釘 SCREW 5.5 CANN MAS 5.5X45MM AS:MEDTRONIC 7575545	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM SCREW 5.5 CANN MAS 5.5X45MM AS:MEDTRONIC 7575545	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	18750	FBZ011128001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1902	思迪經皮脊椎固定系統 骨釘 SCREW 5.5 CANN MAS 5.5X35MM AS:MEDTRONIC 7575535	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM SCREW 5.5 CANN MAS 5.5X35MM AS:MEDTRONIC 7575535	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	18750	FBZ011128001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1903	思迪經皮脊椎固定系統 骨釘 SCREW 5.5 CANN MAS 6.5X35MM AS:MEDTRONIC 7576535	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM SCREW 5.5 CANN MAS 6.5X35MM AS:MEDTRONIC 7576535	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	18750	FBZ011128001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1904	思迪經皮脊椎固定系統 骨釘 SCREW 5.5 CANN MAS 6.5X40MM AS:MEDTRONIC 7576540	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM SCREW 5.5 CANN MAS 6.5X40MM AS:MEDTRONIC 7576540	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	18750	FBZ011128001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1905	思迪經皮脊椎固定系統 骨釘 SCREW 5.5 CANN MAS 5.5X50MM AS:MEDTRONIC 7575550	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM SCREW 5.5 CANN MAS 5.5X50MM AS:MEDTRONIC 7575550	配合達文西手術使用	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	18750	FBZ011128001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1906	思迪經皮脊椎固定系統 骨釘 SCREW 5.5 CANN MAS 6.5X50MM AS:MEDTRONIC 7576550	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM SCREW 5.5 CANN MAS 6.5X50MM AS:MEDTRONIC 7576550	配合達文西手術使用	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	18750	FBZ011128001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1907	思迪經皮脊椎固定系統 骨釘 SCREW 5.5 CANN MAS 6.5X55MM AS:MEDTRONIC 7576555	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM SCREW 5.5 CANN MAS 6.5X55MM AS:MEDTRONIC 7576555	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	18750	FBZ011128001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。

1908	思迪經皮脊椎固定系統 骨釘 SCREW 5.5 CANN MAS 6.5X45MM AS:MEDTRONIC 7576545	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM SCREW 5.5 CANN MAS 6.5X45MM AS:MEDTRONIC 7576545	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	18750	FBZ011128001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1909	思迪經皮脊椎固定系統 骨釘 SCREW 5.5 CANN MAS 7.5X45MM AS:MEDTRONIC 7577545	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM SCREW 5.5 CANN MAS 7.5X45MM AS:MEDTRONIC 7577545	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	18750	FBZ011128001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1910	脊椎固定系統 固定連結桿 CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS PEEK ROD 6.35MMX35MM AS:MEDTRONIC 7893035	CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS PEEK ROD 6.35MMX35MM AS:MEDTRONIC 7893035	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	硬膜撕裂、假性腦脊髓膜膨出、癒管、持續的腦脊髓液滲漏、腦膜炎、椎間盤髓核突出、手術部位處或其上下的椎間盤破壞或退化症。	脊椎固定系統是為固定脊椎椎段，協助提供胸腰椎、或薦椎融合輔助固定器材。	無健保給付項目可比較	16200	FBZ018539002	過胖、營養不良或酗酒的病患都是脊椎融合術不適對象。
1911	思迪經皮脊椎固定系統 骨釘 SCREW 5.5 CANN MAS 7.5X50MM AS:MEDTRONIC 7577550	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM SCREW 5.5 CANN MAS 7.5X50MM AS:MEDTRONIC 7577550	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	18750	FBZ011128001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1912	思迪經皮脊椎固定系統 骨釘 SCREW 5.5 CANN MAS 7.5X40MM AS:MEDTRONIC 7577540	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM SCREW 5.5 CANN MAS 7.5X40MM AS:MEDTRONIC 7577540	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	18750	FBZ011128001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1913	脊椎固定系統 固定連結桿 CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS PEEK ROD 6.35MMX30MM AS:MEDTRONIC 7893030	CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS PEEK ROD 6.35MMX30MM AS:MEDTRONIC 7893030	本案特材長期追蹤效果與傳統手術無明顯差異，且價格過高，暫不納入健保給付，適用後方非頸部固定在以下適應症:.1.椎間盤退化症、2.脊椎滑脫症、3.外傷(如骨折或脫臼)、4.脊椎狹窄症、5.脊椎彎曲(如脊椎側彎、後彎、前彎)、6.腫瘤、7.假性關節炎、8.前次骨融合手術失敗。	硬膜撕裂、假性腦脊髓膜膨出、癒管、持續的腦脊髓液滲漏、腦膜炎、椎間盤髓核突出、手術部位處或其上下的椎間盤破壞或退化症。	脊椎固定系統是為固定脊椎椎段，協助提供胸腰椎、或薦椎融合輔助固定器材。	無健保給付項目可比較	16200	FBZ018539002	過胖、營養不良或酗酒的病患都是脊椎融合術不適對象。
1914	脊椎固定系統 固定連結桿 CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS PEEK ROD 6.35MMX65MM AS:MEDTRONIC 7893065	CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS PEEK ROD 6.35MMX65MM AS:MEDTRONIC 7893065	本案特材長期追蹤效果與傳統手術無明顯差異，且價格過高，暫不納入健保給付，適用後方非頸部固定在以下適應症:.1.椎間盤退化症、2.脊椎滑脫症、3.外傷(如骨折或脫臼)、4.脊椎狹窄症、5.脊椎彎曲(如脊椎側彎、後彎、前彎)、6.腫瘤、7.假性關節炎、8.前次骨融合手術失敗。	硬膜撕裂、假性腦脊髓膜膨出、癒管、持續的腦脊髓液滲漏、腦膜炎、椎間盤髓核突出、手術部位處或其上下的椎間盤破壞或退化症。	脊椎固定系統是為固定脊椎椎段，協助提供胸腰椎、或薦椎融合輔助固定器材。	無健保給付項目可比較	16200	FBZ018539002	過胖、營養不良或酗酒的病患都是脊椎融合術不適對象。
1915	脊椎固定系統 固定連結桿 CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS PEEK ROD 6.35MMX40MM AS:MEDTRONIC 7893040	CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS PEEK ROD 6.35MMX40MM AS:MEDTRONIC 7893040	本案特材長期追蹤效果與傳統手術無明顯差異，且價格過高，暫不納入健保給付，適用後方非頸部固定在以下適應症:.1.椎間盤退化症、2.脊椎滑脫症、3.外傷(如骨折或脫臼)、4.脊椎狹窄症、5.脊椎彎曲(如脊椎側彎、後彎、前彎)、6.腫瘤、7.假性關節炎、8.前次骨融合手術失敗。	硬膜撕裂、假性腦脊髓膜膨出、癒管、持續的腦脊髓液滲漏、腦膜炎、椎間盤髓核突出、手術部位處或其上下的椎間盤破壞或退化症。	脊椎固定系統是為固定脊椎椎段，協助提供胸腰椎、或薦椎融合輔助固定器材。	無健保給付項目可比較	16200	FBZ018539002	過胖、營養不良或酗酒的病患都是脊椎融合術不適對象。
1916	思迪經皮脊椎固定系統 骨釘 SCREW 5.5 CANN MAS 7.5X55MM AS:MEDTRONIC 7577555	CD HORIZON LONGITUDE PERCUTANEOUS FIXATION SYSTEM SCREW 5.5 CANN MAS 7.5X55MM AS:MEDTRONIC 7577555	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	無健保給付項目可比較	18750	FBZ011128001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
1917	脊椎固定系統 固定連結桿 CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS PEEK ROD 6.35MMX60MM AS:MEDTRONIC 7893060	CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS PEEK ROD 6.35MMX60MM AS:MEDTRONIC 7893060	本案特材長期追蹤效果與傳統手術無明顯差異，且價格過高，暫不納入健保給付，適用後方非頸部固定在以下適應症:.1.椎間盤退化症、2.脊椎滑脫症、3.外傷(如骨折或脫臼)、4.脊椎狹窄症、5.脊椎彎曲(如脊椎側彎、後彎、前彎)、6.腫瘤、7.假性關節炎、8.前次骨融合手術失敗。	硬膜撕裂、假性腦脊髓膜膨出、癒管、持續的腦脊髓液滲漏、腦膜炎、椎間盤髓核突出、手術部位處或其上下的椎間盤破壞或退化症。	脊椎固定系統是為固定脊椎椎段，協助提供胸腰椎、或薦椎融合輔助固定器材。	無健保給付項目可比較	16200	FBZ018539002	過胖、營養不良或酗酒的病患都是脊椎融合術不適對象。
1918	脊椎固定系統 固定連結桿 CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS PEEK ROD 6.35MMX100MM AS:MEDTRONIC 7893100	CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS PEEK ROD 6.35MMX100MM AS:MEDTRONIC 7893100	本案特材長期追蹤效果與傳統手術無明顯差異，且價格過高，暫不納入健保給付，適用後方非頸部固定在以下適應症:.1.椎間盤退化症、2.脊椎滑脫症、3.外傷(如骨折或脫臼)、4.脊椎狹窄症、5.脊椎彎曲(如脊椎側彎、後彎、前彎)、6.腫瘤、7.假性關節炎、8.前次骨融合手術失敗。	硬膜撕裂、假性腦脊髓膜膨出、癒管、持續的腦脊髓液滲漏、腦膜炎、椎間盤髓核突出、手術部位處或其上下的椎間盤破壞或退化症。	脊椎固定系統是為固定脊椎椎段，協助提供胸腰椎、或薦椎融合輔助固定器材。	無健保給付項目可比較	16200	FBZ018539002	過胖、營養不良或酗酒的病患都是脊椎融合術不適對象。
1919	脊椎固定系統 固定連結桿 CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS PEEK ROD 6.35MMX70MM AS:MEDTRONIC 7893070	CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS PEEK ROD 6.35MMX70MM AS:MEDTRONIC 7893070	本案特材長期追蹤效果與傳統手術無明顯差異，且價格過高，暫不納入健保給付，適用後方非頸部固定在以下適應症:.1.椎間盤退化症、2.脊椎滑脫症、3.外傷(如骨折或脫臼)、4.脊椎狹窄症、5.脊椎彎曲(如脊椎側彎、後彎、前彎)、6.腫瘤、7.假性關節炎、8.前次骨融合手術失敗。	硬膜撕裂、假性腦脊髓膜膨出、癒管、持續的腦脊髓液滲漏、腦膜炎、椎間盤髓核突出、手術部位處或其上下的椎間盤破壞或退化症。	脊椎固定系統是為固定脊椎椎段，協助提供胸腰椎、或薦椎融合輔助固定器材。	無健保給付項目可比較	16200	FBZ018539002	過胖、營養不良或酗酒的病患都是脊椎融合術不適對象。
1920	脊椎固定系統 固定連結桿 CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS PEEK ROD 6.35MMX50MM AS:MEDTRONIC 7893050	CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS PEEK ROD 6.35MMX50MM AS:MEDTRONIC 7893050	本案特材長期追蹤效果與傳統手術無明顯差異，且價格過高，暫不納入健保給付，適用後方非頸部固定在以下適應症:.1.椎間盤退化症、2.脊椎滑脫症、3.外傷(如骨折或脫臼)、4.脊椎狹窄症、5.脊椎彎曲(如脊椎側彎、後彎、前彎)、6.腫瘤、7.假性關節炎、8.前次骨融合手術失敗。	硬膜撕裂、假性腦脊髓膜膨出、癒管、持續的腦脊髓液滲漏、腦膜炎、椎間盤髓核突出、手術部位處或其上下的椎間盤破壞或退化症。	脊椎固定系統是為固定脊椎椎段，協助提供胸腰椎、或薦椎融合輔助固定器材。	無健保給付項目可比較	16200	FBZ018539002	過胖、營養不良或酗酒的病患都是脊椎融合術不適對象。
1921	脊椎固定系統 固定連結桿 CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS PEEK ROD 6.35MMX90MM AS:MEDTRONIC 7893090	CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS PEEK ROD 6.35MMX90MM AS:MEDTRONIC 7893090	本案特材長期追蹤效果與傳統手術無明顯差異，且價格過高，暫不納入健保給付，適用後方非頸部固定在以下適應症:.1.椎間盤退化症、2.脊椎滑脫症、3.外傷(如骨折或脫臼)、4.脊椎狹窄症、5.脊椎彎曲(如脊椎側彎、後彎、前彎)、6.腫瘤、7.假性關節炎、8.前次骨融合手術失敗。	硬膜撕裂、假性腦脊髓膜膨出、癒管、持續的腦脊髓液滲漏、腦膜炎、椎間盤髓核突出、手術部位處或其上下的椎間盤破壞或退化症。	脊椎固定系統是為固定脊椎椎段，協助提供胸腰椎、或薦椎融合輔助固定器材。	無健保給付項目可比較	16200	FBZ018539002	過胖、營養不良或酗酒的病患都是脊椎融合術不適對象。
1922	貝堤頸椎椎間盤系統 PRESTIGE LP CERVICAL DISC ASSEMBLY 5MMX14MM AS:MEDTRONIC 6971450	PRESTIGE LP CERVICAL DISC ASSEMBLY 5MMX14MM AS:MEDTRONIC 6971450	C3至C7節頸椎間盤因病行單節脊椎間板切除術以重建椎間盤者。症狀性神經根或脊髓壓迫經非手術治療無效者	早(晚)期植入物鬆動、失去固定力、斷裂、骨折及對植入物之異物反應，如過敏、感染、骨溶解作用(osteolysis)，可能需另以手術來處理	本特材為鈦合金/鈦碳化物組成，用以治療頸椎間盤疾病，維持患部的活動。	無健保給付項目可比較	250000	FBZ025419001	使用禁忌：兒科或仍在發育者；骨質疏鬆者；懷孕者；對金屬植入物過敏者；有明顯或進行中感染症狀者；病態性肥胖者；其他阻礙了脊椎植入手術之因素(如腫瘤、先天性異常、患部局部骨折等)

1923	貝堤頸椎椎間盤系統 PRESTIGE LP CERVICAL DISC ASSEMBLY 5MMX12MM AS:MEDTRONIC 6971250	PRESTIGE LP CERVICAL DISC ASSEMBLY 5MMX12MM AS:MEDTRONIC 6971250	C3至C7節頸椎間盤因病行單節脊椎間板切除術以重建椎間盤者。症狀性神經根或脊髓壓迫經非手術治療無效者	早(晚)期植入物鬆動、失去固定力、斷裂、骨折及對植入物之異物反應，如過敏、感染、骨溶解作用(osteolysis)，可能需另以手術來處理	本特材為鈦合金/鈦碳化物組成，用以治療頸椎間盤疾病，維持患部的活動。	無健保給付項目可比較	250000	FBZ025419001	使用禁忌：兒科或仍在發育者；骨質疏鬆者；懷孕者；對金屬植入物過敏者；有明顯或進行中感染症狀者；病態性肥胖者；其他阻礙了脊椎植入手術之因素(如腫瘤、先天性異常、患部局部骨折等)
1924	脊椎固定系統 固定鏈結桿 CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS PEEK ROD 6.35MMX80MM AS:MEDTRONIC 7893080	CD HORIZON SPINAL SYSTEM PEEK RODS PEEK ROD 6.35MMX80MM AS:MEDTRONIC 7893080	本案特材長期追蹤效果與傳統手術無明顯差異，且價格過高，暫不納入健保給付。,適用後方非頸部固定在以下適應症:.1.椎間盤退化症、2.脊椎滑脫症、3.外傷(如骨折或脫臼)、4.脊椎狹窄症、5.脊椎彎曲(如脊椎側彎、後彎、前彎)、6.腫瘤、7.假性關節炎、8.前次骨融合手術失敗。	硬膜撕裂、假性腦脊髓膜膨出、瘻管、持續的腦脊髓液滲漏、腦膜炎、椎間盤髓核突出、手術部位處或其上下的椎間盤破壞或退化症。	脊椎固定系統是為固定脊椎椎段，協助提供胸腰椎、或薦椎融合輔助固定器材。	無健保給付項目可比較	16200	FBZ018539002	過胖、營養不良或酗酒的病患都是脊椎融合術不適對象。
1925	貝堤頸椎椎間盤系統 PRESTIGE LP CERVICAL DISC ASSEMBLY 7MMX12MM AS:MEDTRONIC 6971270	PRESTIGE LP CERVICAL DISC ASSEMBLY 7MMX12MM AS:MEDTRONIC 6971270	C3至C7節頸椎間盤因病行單節脊椎間板切除術以重建椎間盤者。症狀性神經根或脊髓壓迫經非手術治療無效者	早(晚)期植入物鬆動、失去固定力、斷裂、骨折及對植入物之異物反應，如過敏、感染、骨溶解作用(osteolysis)，可能需另以手術來處理	本特材為鈦合金/鈦碳化物組成，用以治療頸椎間盤疾病，維持患部的活動。	無健保給付項目可比較	250000	FBZ025419001	使用禁忌：兒科或仍在發育者；骨質疏鬆者；懷孕者；對金屬植入物過敏者；有明顯或進行中感染症狀者；病態性肥胖者；其他阻礙了脊椎植入手術之因素(如腫瘤、先天性異常、患部局部骨折等)
1926	貝堤頸椎椎間盤系統 PRESTIGE LP CERVICAL DISC ASSEMBLY 5MMX16MM AS:MEDTRONIC 6971650	PRESTIGE LP CERVICAL DISC ASSEMBLY 5MMX16MM AS:MEDTRONIC 6971650	C3至C7節頸椎間盤因病行單節脊椎間板切除術以重建椎間盤者。症狀性神經根或脊髓壓迫經非手術治療無效者	早(晚)期植入物鬆動、失去固定力、斷裂、骨折及對植入物之異物反應，如過敏、感染、骨溶解作用(osteolysis)，可能需另以手術來處理	本特材為鈦合金/鈦碳化物組成，用以治療頸椎間盤疾病，維持患部的活動。	無健保給付項目可比較	250000	FBZ025419001	使用禁忌：兒科或仍在發育者；骨質疏鬆者；懷孕者；對金屬植入物過敏者；有明顯或進行中感染症狀者；病態性肥胖者；其他阻礙了脊椎植入手術之因素(如腫瘤、先天性異常、患部局部骨折等)
1927	貝堤頸椎椎間盤系統 PRESTIGE LP CERVICAL DISC ASSEMBLY 6MMX14MM AS:MEDTRONIC 6971460	PRESTIGE LP CERVICAL DISC ASSEMBLY 6MMX14MM AS:MEDTRONIC 6971460	C3至C7節頸椎間盤因病行單節脊椎間板切除術以重建椎間盤者。症狀性神經根或脊髓壓迫經非手術治療無效者	早(晚)期植入物鬆動、失去固定力、斷裂、骨折及對植入物之異物反應，如過敏、感染、骨溶解作用(osteolysis)，可能需另以手術來處理	本特材為鈦合金/鈦碳化物組成，用以治療頸椎間盤疾病，維持患部的活動。	無健保給付項目可比較	250000	FBZ025419001	使用禁忌：兒科或仍在發育者；骨質疏鬆者；懷孕者；對金屬植入物過敏者；有明顯或進行中感染症狀者；病態性肥胖者；其他阻礙了脊椎植入手術之因素(如腫瘤、先天性異常、患部局部骨折等)
1928	貝堤頸椎椎間盤系統 PRESTIGE LP CERVICAL DISC ASSEMBLY 6MMX12MM AS:MEDTRONIC 6971260	PRESTIGE LP CERVICAL DISC ASSEMBLY 6MMX12MM AS:MEDTRONIC 6971260	C3至C7節頸椎間盤因病行單節脊椎間板切除術以重建椎間盤者。症狀性神經根或脊髓壓迫經非手術治療無效者	早(晚)期植入物鬆動、失去固定力、斷裂、骨折及對植入物之異物反應，如過敏、感染、骨溶解作用(osteolysis)，可能需另以手術來處理	本特材為鈦合金/鈦碳化物組成，用以治療頸椎間盤疾病，維持患部的活動。	無健保給付項目可比較	250000	FBZ025419001	使用禁忌：兒科或仍在發育者；骨質疏鬆者；懷孕者；對金屬植入物過敏者；有明顯或進行中感染症狀者；病態性肥胖者；其他阻礙了脊椎植入手術之因素(如腫瘤、先天性異常、患部局部骨折等)
1929	貝堤頸椎椎間盤系統 PRESTIGE LP CERVICAL DISC ASSEMBLY 8MMX14MM AS:MEDTRONIC 6971480	PRESTIGE LP CERVICAL DISC ASSEMBLY 8MMX14MM AS:MEDTRONIC 6971480	C3至C7節頸椎間盤因病行單節脊椎間板切除術以重建椎間盤者。症狀性神經根或脊髓壓迫經非手術治療無效者	早(晚)期植入物鬆動、失去固定力、斷裂、骨折及對植入物之異物反應，如過敏、感染、骨溶解作用(osteolysis)，可能需另以手術來處理	本特材為鈦合金/鈦碳化物組成，用以治療頸椎間盤疾病，維持患部的活動。	無健保給付項目可比較	250000	FBZ025419001	使用禁忌：兒科或仍在發育者；骨質疏鬆者；懷孕者；對金屬植入物過敏者；有明顯或進行中感染症狀者；病態性肥胖者；其他阻礙了脊椎植入手術之因素(如腫瘤、先天性異常、患部局部骨折等)
1930	貝堤頸椎椎間盤系統 PRESTIGE LP CERVICAL DISC ASSEMBLY 7MMX18MM AS:MEDTRONIC 6971870	PRESTIGE LP CERVICAL DISC ASSEMBLY 7MMX18MM AS:MEDTRONIC 6971870	C3至C7節頸椎間盤因病行單節脊椎間板切除術以重建椎間盤者。症狀性神經根或脊髓壓迫經非手術治療無效者	早(晚)期植入物鬆動、失去固定力、斷裂、骨折及對植入物之異物反應，如過敏、感染、骨溶解作用(osteolysis)，可能需另以手術來處理	本特材為鈦合金/鈦碳化物組成，用以治療頸椎間盤疾病，維持患部的活動。	無健保給付項目可比較	250000	FBZ025419001	使用禁忌：兒科或仍在發育者；骨質疏鬆者；懷孕者；對金屬植入物過敏者；有明顯或進行中感染症狀者；病態性肥胖者；其他阻礙了脊椎植入手術之因素(如腫瘤、先天性異常、患部局部骨折等)
1931	貝堤頸椎椎間盤系統 PRESTIGE LP CERVICAL DISC ASSEMBLY 6MMX16MM AS:MEDTRONIC 6971660	PRESTIGE LP CERVICAL DISC ASSEMBLY 6MMX16MM AS:MEDTRONIC 6971660	C3至C7節頸椎間盤因病行單節脊椎間板切除術以重建椎間盤者。症狀性神經根或脊髓壓迫經非手術治療無效者	早(晚)期植入物鬆動、失去固定力、斷裂、骨折及對植入物之異物反應，如過敏、感染、骨溶解作用(osteolysis)，可能需另以手術來處理	本特材為鈦合金/鈦碳化物組成，用以治療頸椎間盤疾病，維持患部的活動。	無健保給付項目可比較	250000	FBZ025419001	使用禁忌：兒科或仍在發育者；骨質疏鬆者；懷孕者；對金屬植入物過敏者；有明顯或進行中感染症狀者；病態性肥胖者；其他阻礙了脊椎植入手術之因素(如腫瘤、先天性異常、患部局部骨折等)
1932	貝堤頸椎椎間盤系統 PRESTIGE LP CERVICAL DISC ASSEMBLY 8MMX16MM AS:MEDTRONIC 6971680	PRESTIGE LP CERVICAL DISC ASSEMBLY 8MMX16MM AS:MEDTRONIC 6971680	C3至C7節頸椎間盤因病行單節脊椎間板切除術以重建椎間盤者。症狀性神經根或脊髓壓迫經非手術治療無效者	早(晚)期植入物鬆動、失去固定力、斷裂、骨折及對植入物之異物反應，如過敏、感染、骨溶解作用(osteolysis)，可能需另以手術來處理	本特材為鈦合金/鈦碳化物組成，用以治療頸椎間盤疾病，維持患部的活動。	無健保給付項目可比較	250000	FBZ025419001	使用禁忌：兒科或仍在發育者；骨質疏鬆者；懷孕者；對金屬植入物過敏者；有明顯或進行中感染症狀者；病態性肥胖者；其他阻礙了脊椎植入手術之因素(如腫瘤、先天性異常、患部局部骨折等)
1933	貝堤頸椎椎間盤系統 PRESTIGE LP CERVICAL DISC ASSEMBLY 7MMX14MM AS:MEDTRONIC 6971470	PRESTIGE LP CERVICAL DISC ASSEMBLY 7MMX14MM AS:MEDTRONIC 6971470	C3至C7節頸椎間盤因病行單節脊椎間板切除術以重建椎間盤者。症狀性神經根或脊髓壓迫經非手術治療無效者	早(晚)期植入物鬆動、失去固定力、斷裂、骨折及對植入物之異物反應，如過敏、感染、骨溶解作用(osteolysis)，可能需另以手術來處理	本特材為鈦合金/鈦碳化物組成，用以治療頸椎間盤疾病，維持患部的活動。	無健保給付項目可比較	250000	FBZ025419001	使用禁忌：兒科或仍在發育者；骨質疏鬆者；懷孕者；對金屬植入物過敏者；有明顯或進行中感染症狀者；病態性肥胖者；其他阻礙了脊椎植入手術之因素(如腫瘤、先天性異常、患部局部骨折等)
1934	椎體置換系統 VLIFT SYSTEM IMPLANTS 椎18MM X 25MM AS:STRYKER 48291825	VLIFT SYSTEM IMPLANTS 椎18MM X 25MM AS:STRYKER 48291825	無健保給付椎體切除產品	無	本系統用於置換椎體或整個椎骨。它可用於置換由於腫瘤或創傷(例如：骨折)造成的塌陷、損壞、或不穩的胸腰段(T1-L5)的椎體或椎骨。對於雙皮質切除和椎體切除的病例，本系統可配合內固定系統同時使用。可以選擇與植骨塊一起使用。	無健保給付椎體切除產品	183000	FBZ018566001	手術過程屬於高風險，脊柱內固定裝置不能完全取代正常人體結構，術後需密切觀察及追蹤。
1935	椎體置換系統 VLIFT SYSTEM IMPLANTS 椎18MM X 32MM AS:STRYKER 48291832	VLIFT SYSTEM IMPLANTS 椎18MM X 32MM AS:STRYKER 48291832	無健保給付椎體切除產品	無	本系統用於置換椎體或整個椎骨。它可用於置換由於腫瘤或創傷(例如：骨折)造成的塌陷、損壞、或不穩的胸腰段(T1-L5)的椎體或椎骨。對於雙皮質切除和椎體切除的病例，本系統可配合內固定系統同時使用。可以選擇與植骨塊一起使用。	無健保給付椎體切除產品	183000	FBZ018566001	手術過程屬於高風險，脊柱內固定裝置不能完全取代正常人體結構，術後需密切觀察及追蹤。
1936	貝堤頸椎椎間盤系統 PRESTIGE LP CERVICAL DISC ASSEMBLY 8MMX18MM AS:MEDTRONIC 6971880	PRESTIGE LP CERVICAL DISC ASSEMBLY 8MMX18MM AS:MEDTRONIC 6971880	C3至C7節頸椎間盤因病行單節脊椎間板切除術以重建椎間盤者。症狀性神經根或脊髓壓迫經非手術治療無效者	早(晚)期植入物鬆動、失去固定力、斷裂、骨折及對植入物之異物反應，如過敏、感染、骨溶解作用(osteolysis)，可能需另以手術來處理	本特材為鈦合金/鈦碳化物組成，用以治療頸椎間盤疾病，維持患部的活動。	無健保給付項目可比較	250000	FBZ025419001	使用禁忌：兒科或仍在發育者；骨質疏鬆者；懷孕者；對金屬植入物過敏者；有明顯或進行中感染症狀者；病態性肥胖者；其他阻礙了脊椎植入手術之因素(如腫瘤、先天性異常、患部局部骨折等)

1937	貝堤頸椎椎間盤系統 PRESTIGE LP CERVICAL DISC ASSEMBLY 7MMX16MM AS:MEDTRONIC 6971670	PRESTIGE LP CERVICAL DISC ASSEMBLY 7MMX16MM AS:MEDTRONIC 6971670	C3至C7節頸椎間盤因病行單節脊椎間板切除術以重建椎間盤者。症狀性神經根或脊髓壓迫經非手術治療無效者	早(晚)期植入物鬆動、失去固定力、斷裂、骨折及對植入物之異物反應，如過敏、感染、骨溶解作用(osteolysis)，可能需另以手術來處理	本特材為鈦合金/鈦碳化物組成，用以治療頸椎間盤疾病，維持患部的活動。	無健保給付項目可比較	250000	FBZ025419001	使用禁忌：兒科或仍在發育者；骨質疏鬆者；懷孕者；對金屬植入物過敏者；有明顯或進行中感染症狀者；病態性肥胖者；其他阻礙了脊椎植入手術之因素(如腫瘤、先天性異常、患部局部骨折等)
1938	椎體置換系統 VLIFT SYSTEM IMPLANTS 椎22MM X 37MM AS:STRYKER 48292237	VLIFT SYSTEM IMPLANTS 椎22MM X 37MM AS:STRYKER 48292237	無健保給付椎體切除產品	無	本系統用於置換椎體或整個椎骨。它可用於置換由於腫瘤或創傷(例如：骨折)造成的塌陷、損壞、或不穩的胸腰段(T1-L5)的椎體或椎骨。對於雙皮質切除和椎體切除的病例，本系統可配合內固定系統同時使用。可以選擇與植骨塊一起使用。	無健保給付椎體切除產品	183000	FBZ018566001	手術過程屬於高風險，脊柱內固定裝置不能完全取代正常人體結構，術後需密切觀察及追蹤。
1939	生物可吸收性軟組織固定錨釘 BIO MINI REVO 3.1X11MM AS:LINVATEC C6170H	BIO MINI REVO 3.1X11MM AS:LINVATEC C6170H	使用於肩關節唇盂韌帶破損撕裂修補。	潛在過敏以及其他對產品材質的過敏反應。	本產品是由生物可吸收性96L/4D複合乳酸(PLLA)製成之3.1mm錨釘搭配1條韌性最強Hi-Fi縫線，將受損之軟組織重新附著到骨頭。適用於韌帶、肌腱、肩盂唇…等，重新附著到骨頭。	錨釘是由人體可吸收材質製成優於健保給付之金屬材質，可免除人體對金屬之過敏反應。	12100	FBZ018858001	無
1940	椎體置換系統 VLIFT SYSTEM IMPLANTS 椎22MM X 25MM AS:STRYKER 48292225	VLIFT SYSTEM IMPLANTS 椎22MM X 25MM AS:STRYKER 48292225	無健保給付椎體切除產品	無	本系統用於置換椎體或整個椎骨。它可用於置換由於腫瘤或創傷(例如：骨折)造成的塌陷、損壞、或不穩的胸腰段(T1-L5)的椎體或椎骨。對於雙皮質切除和椎體切除的病例，本系統可配合內固定系統同時使用。可以選擇與植骨塊一起使用。	無健保給付椎體切除產品	183000	FBZ018566001	手術過程屬於高風險，脊柱內固定裝置不能完全取代正常人體結構，術後需密切觀察及追蹤。
1941	椎體置換系統 VLIFT SYSTEM IMPLANTS 椎18MM X 20MM AS:STRYKER 48291820	VLIFT SYSTEM IMPLANTS 椎18MM X 20MM AS:STRYKER 48291820	無健保給付椎體切除產品	無	本系統用於置換椎體或整個椎骨。它可用於置換由於腫瘤或創傷(例如：骨折)造成的塌陷、損壞、或不穩的胸腰段(T1-L5)的椎體或椎骨。對於雙皮質切除和椎體切除的病例，本系統可配合內固定系統同時使用。可以選擇與植骨塊一起使用。	無健保給付椎體切除產品	183000	FBZ018566001	手術過程屬於高風險，脊柱內固定裝置不能完全取代正常人體結構，術後需密切觀察及追蹤。
1942	可吸收肩關節軟組織縫合錨釘 TWINFIX AB 5.0MM SUTURE ANCHOR AS:SMITH & NEPHEW 72200777	TWINFIX AB 5.0MM SUTURE ANCHOR AS:SMITH & NEPHEW 72200777	用來重新連接足部與踝部、膝蓋、肩關節等特定部位之軟組織與骨頭	植入物的不良反應，如輕微的發炎與身體異物反應	含可吸收軟組織縫線錨釘及不可吸收縫線所組成的嵌入式產品，此縫合錨釘是設計用來將軟組織牢固連接回骨頭。依手術醫師的決定來施行軟組織的連接。	健保品項帶線錨釘為金屬材質，患者痊癒之後，金屬錨釘會留在骨頭裡，少數患者會感到異物感。	20000	FBZ010928001	禁忌症：1對植入物(懷疑)有過敏症者2適用症以外之手術3影響縫合錨釘的固定效果者(如骨(如囊腫變化與骨缺損空洞等)或待修復之軟組織已病變、骨表面呈碎片狀、供血情況不良或有感染等)4影響術後復原情況
1943	帕普洛單側縫合錨釘 POPLOK ANCHOR 3.5MM AS:LINVATEC CKP-3500	POPLOK ANCHOR 3.5MM AS:LINVATEC CKP-3500	使用於肩關節旋轉袖韌帶破損修補，可做單列式(Single-Row)或雙列式(Double-Row)修補方法。	潛在過敏以及其他對產品材質的過敏反應。	本產品是由非金屬之 (PEEK)材質製成之錨釘搭配韌性最強Hi-Fi縫線，以不用打結(Knotless)方式，直接縫線固定在錨釘上，使受損之軟組織更穩固附著到骨頭。適用於韌帶、肌腱、肩盂唇、旋轉袖…等，重新附著到骨頭。	錨釘是由非金屬之 (PEEK)材質製成優於健保給付之金屬材質，可免除人體對金屬之過敏反應。	17000	FBZ022251001	無
1944	椎體置換系統 VLIFT SYSTEM IMPLANTS 椎22MM X 32MM AS:STRYKER 48292232	VLIFT SYSTEM IMPLANTS 椎22MM X 32MM AS:STRYKER 48292232	無健保給付椎體切除產品	無	本系統用於置換椎體或整個椎骨。它可用於置換由於腫瘤或創傷(例如：骨折)造成的塌陷、損壞、或不穩的胸腰段(T1-L5)的椎體或椎骨。對於雙皮質切除和椎體切除的病例，本系統可配合內固定系統同時使用。可以選擇與植骨塊一起使用。	無健保給付椎體切除產品	183000	FBZ018566001	手術過程屬於高風險，脊柱內固定裝置不能完全取代正常人體結構，術後需密切觀察及追蹤。
1945	免綁線肩關結軟組織固定錨釘 BIORAPTOR KNOTLESS ANCHOR 3.7MM AS:SMITH & NEPHEW 72202403	BIORAPTOR KNOTLESS ANCHOR 3.7MM AS:SMITH & NEPHEW 72202403	1.肩關節旋轉肌破裂修補與重建2.三角肌修復3.肩峰與鎖骨之黏合4.肱二頭肌腱固定術5.縮短手術時間	1.輕微發炎反應2.外來異物反應	1.Peek-OPTIMA材質2.生物相容性高3.Pull out straight強，固定效果更強4.X光不顯影	"1.無類似健保品項2..PEEK材質,與人體骨骼生物相容性佳,加速病患復原時間3.X光不顯影4.雙排固定效果更強"	30000	FBZ022177001	1.對植入物有過敏者。2.供血情況不良或有感染現象等之可能影響軟組織縫合錨釘的固定效果或延遲癒合者。
1946	彎式半月板修補系統 FAST-FIX 360 CURVED MENISCAL REPAIR SYSTEM AS:SMITH & NEPHEW 72202468	FAST-FIX 360 CURVED MENISCAL REPAIR SYSTEM AS:SMITH & NEPHEW 72202468	使用於經皮或內視鏡軟組織手術，如肩固定(Bankart Repair)、旋轉環膜修復、半月板修復及胃造口等手術的縫線固定環。	1.輕微發炎2.外來異物反應3.深層及淺層感染4.過敏反應	傷口小，表面無多餘傷口。修補打結一次完成，手術時間較短，PK堅固材質，術後對於患者負擔較小。	傳統健保給付的手術方式，採用縫線修補，對於較難縫補的患處，需劃較大的傷口，手術時間較長，對於患者負擔較大。	22000	FBZ023008001	禁忌症：1對植入物(懷疑)有過敏症者2適用症以外之手術3影響縫合錨釘的固定效果者(如骨(如囊腫變化與骨缺損空洞等)或待修復之軟組織已病變、骨表面呈碎片狀、供血情況不良或有感染等)4影響術後復原情況
1947	福音免綁線固定錨釘 FOOTPRINT ULTRA SUTURE ANCHOR 4.5MM AS:SMITH & NEPHEW 72202901	FOOTPRINT ULTRA SUTURE ANCHOR 4.5MM AS:SMITH & NEPHEW 72202901	1.肩關節旋轉肌破裂修補與重建2.三角肌修復3.肩峰與鎖骨之黏合4.肱二頭肌腱固定術5.縮短手術時間	1.輕微發炎反應2.外來異物反應	1.Peek-OPTIMA材質2.生物相容性高3.Pull out straight強，固定效果更強4.X光不顯影	"1.無類似健保品項2..PEEK材質,與人體骨骼生物相容性佳,加速病患復原時間3.X光不顯影4.雙排固定效果更強"	19000	FBZ022156001	1.對植入物有過敏者。2.供血情況不良或有感染現象等之可能影響軟組織縫合錨釘的固定效果或延遲癒合者。
1948	可吸收肩關節軟組織縫合錨釘 BIORAPTOR 2.9MM SUTURE ANCHOR AS:SMITH & NEPHEW 72200775	BIORAPTOR 2.9MM SUTURE ANCHOR AS:SMITH & NEPHEW 72200775	肱骨關節下緣病害修補、肩關節旋轉肌拉傷、肘/腕/足/踝部韌帶及肌腱修復等特定部位之重新連接軟組織與骨頭	植入物不良反應，如輕微的發炎與身體異物反應	包含可吸收軟組織縫線錨釘及不可吸收縫線所組成的嵌入式產品。此縫合錨釘是設計用來將軟組織牢固連接回骨頭。依手術醫師的決定來施行軟組織的連接。	健保品項帶線錨釘為金屬材質，患者痊癒之後，金屬錨釘會留在骨頭裡，少數患者會感到異物感。	20000	FBZ014394001	禁忌症：1對植入物(懷疑)有過敏症者2適用症以外之手術3影響縫合錨釘的固定效果者(如骨(如囊腫變化與骨缺損空洞等)或待修復之軟組織已病變、骨表面呈碎片狀、供血情況不良或有感染等)4影響術後復原情況
1949	帶環十字韌帶固定內墊 ENDOBUTTON CL ULTRA 25MM AS:SMITH & NEPHEW 72200148	ENDOBUTTON CL ULTRA 25MM AS:SMITH & NEPHEW 72200148	適用骨科重建相關手術(如十字韌帶重建手術)之肌腱或韌帶固定	併發症可能與內部固定方式有關。不良反應會伴隨縫線發生，包括：傷口裂開、臟汁或尿液引起的結石、傷口感染、輕微的組織急性炎症反應及短暫局部刺激。	1此裝置應用在骨科重建相關手術中之固定及縫合，幫助韌帶重建時減少一個外側傷口2由纖維環及固定器組成。纖維環材質為PET聚脂纖維(不可吸收纖維)，固定器為材質為鈦合金。	Bioscrew與韌帶置入股骨洞口，對於術後復建固定效果較不佳，需等韌帶與股骨癒合方可復健，癒合時間較長	18000	FBZ008700001	禁忌症如：1.對金屬植入物過敏者(在植入前可先行測試)2.骨質密度極差者3.有循環問題或有感染可能影響癒合者4.無法行動或術後無法遵照醫師指示者
1950	帶環十字韌帶固定內墊 ENDOBUTTON CL ULTRA 30MM AS:SMITH & NEPHEW 72200149	ENDOBUTTON CL ULTRA 30MM AS:SMITH & NEPHEW 72200149	適用骨科重建相關手術(如十字韌帶重建手術)之肌腱或韌帶固定	併發症可能與內部固定方式有關。不良反應會伴隨縫線發生，包括：傷口裂開、臟汁或尿液引起的結石、傷口感染、輕微的組織急性炎症反應及短暫局部刺激。	1此裝置應用在骨科重建相關手術中之固定及縫合，幫助韌帶重建時減少一個外側傷口2由纖維環及固定器組成。纖維環材質為PET聚脂纖維(不可吸收纖維)，固定器為材質為鈦合金。	Bioscrew與韌帶置入股骨洞口，對於術後復建固定效果較不佳，需等韌帶與股骨癒合方可復健，癒合時間較長	18000	FBZ008700001	禁忌症如：1.對金屬植入物過敏者(在植入前可先行測試)2.骨質密度極差者3.有循環問題或有感染可能影響癒合者4.無法行動或術後無法遵照醫師指示者
1951	中空肩關節軟組織固定錨釘 HEALICOIL SUTURE ANCHOR PK 4.5MM AS:SMITH & NEPHEW 72203378	HEALICOIL SUTURE ANCHOR PK 4.5MM AS:SMITH & NEPHEW 72203378	用來將軟組織牢固連接回骨頭	1.輕微發炎反應2.外來異物反應	縫合錨釘包含不可吸收軟組織縫合錨釘及不可吸收縫線所組成的嵌入?產品	"1.無類似建保品項、2..PEEK材質,與人體骨骼生物相容性佳,加速病患復原時間3.X光不顯影4.雙排固定效果更強"	30000	FBZ025163001	本產品係以無菌，只能單次使用，不要重新消毒滅菌，過期時請不要使用，請丟棄開封未使用之產品，可能對產品材質有過敏現象，機率極低，原廠建議不重複使用
1952	福音縫合錨釘 FOOTPRINT PK SUTURE ANCHOR 5.5MM AS：SMITH & NEPHEW 72201697	FOOTPRINT PK SUTURE ANCHOR 5.5MM AS：SMITH & NEPHEW 72201697	用於連接肩、足、踝、膝各病症之軟組織與骨頭	1.縫線或軟組織縫合錨釘產生斷裂2.輕微發炎3.外來異物反應4.深層及淺層感染5.過敏反應.	高強度聚合物福音縫合錨釘縫線穿進需修復的旋轉肌，一次固定於Footprint，採用double row方式，修復面積大，術後癒合效果佳手術時間較短，對患者負擔小	健保品項帶線錨釘，縫線穿進需修復的旋轉肌，點對點綁線，過程繁複，手術時間較長，對患者負擔大	18500	FBZ020444001	禁忌症：1對植入物(懷疑)有過敏症者2適用症以外之手術3影響縫合錨釘的固定效果者(如骨(如囊腫變化與骨缺損空洞等)或待修復之軟組織已病變、骨表面呈碎片狀、供血情況不良或有感染等)4影響術後復原情況

1953	帕拉丁縫合錨釘 BIO PALADIN DOUBLE LOADED 5MM AS:LINVATEC C5070H	BIO PALADIN DOUBLE LOADED 5MM AS:LINVATEC C5070H	使用於肩關節旋轉袖韌帶破損修補，適用於單列式(Single-Row)修補方法．	潛在過敏以及其他對產品材質的過敏反應．	本產品是由生物可吸收性96L/4D複合乳酸(PLLA)製成之5mm錨釘搭配2條韌性最強Hi-Fi縫線．將受損之軟組織重新附著到骨頭．適用於韌帶、肌腱、旋轉袖…等．重新附著到骨頭．	錨釘是由人體可吸收材質製成優於健保給付之金屬材質．可免除人體對金屬之過敏反應．	15000	FBZ021307001	無
1954	帶環十字韌帶固定內墊 ENDOBUTTON CL ULTRA 35MM AS:SMITH & NEPHEW 72200150	ENDOBUTTON CL ULTRA 35MM AS:SMITH & NEPHEW 72200150	適用骨科重建相關手術(如十字韌帶重建手術)之肌腱或韌帶固定	併發症可能與內部固定方式有關．不良反應會伴隨縫線發生．包括：傷口裂開、膿汁或尿液引起的結石、傷口感染、輕微的組織急性炎症反應及短暫局部刺激．	1此裝置應用在骨科重建相關手術中之固定及縫合．幫助韌帶重建時減少一個外側傷口2由纖維環及固定器組成．纖維環材質為PET聚酯纖維(不可吸收纖維)．固定器為材質為鈦合金．	Bioscrew與韌帶置入股骨洞口．對於術後復建固定效果較不佳．需等韌帶與股骨癒合方可復健．癒合時間較長	18000	FBZ008700001	禁忌症如：1.對金屬植入物過敏者(在植入前可先行測試)2.骨質密度極差者3.有循環問題或有感染可能影響癒合者4.無法行動或術後無法遵照醫師指示者
1955	中空肩關節軟組織固定錨釘 HEALICOIL SUTURE ANCHOR PK 5.5MM AS:SMITH & NEPHEW 72203379	HEALICOIL SUTURE ANCHOR PK 5.5MM AS:SMITH & NEPHEW 72203379	1.肩關節旋轉肌破裂修補與重建2.三角肌修復3.肩峰與鎖骨之黏合4.肱二頭肌腱固定術5.縮短手術時間	1.輕微發炎反應2.外來異物反應	1.Peek-OPTIMA材質2.生物相容性高3.Pull out straight強．固定效果更強4.X光不顯影	"1.PEEK材質,與人體骨骼生物相容性佳,加速病患復原時間2.X光不顯影3.固定效果更強4.無類似健保品項"	30000	FBZ025163001	1.對植入物有過敏者・2.供血情況不良或有感染現象等之可能影響軟組織縫合錨釘的固定效果或延遲癒合者・
1956	帶環十字韌帶固定內墊 ENDOBUTTON CL ULTRA 20MM AS:SMITH & NEPHEW 72200147	ENDOBUTTON CL ULTRA 20MM AS:SMITH & NEPHEW 72200147	適用骨科重建相關手術(如十字韌帶重建手術)之肌腱或韌帶固定	併發症可能與內部固定方式有關．不良反應會伴隨縫線發生．包括：傷口裂開、膿汁或尿液引起的結石、傷口感染、輕微的組織急性炎症反應及短暫局部刺激．	1此裝置應用在骨科重建相關手術中之固定及縫合．幫助韌帶重建時減少一個外側傷口2由纖維環及固定器組成．纖維環材質為PET聚酯纖維(不可吸收纖維)．固定器為材質為鈦合金．	Bioscrew與韌帶置入股骨洞口．對於術後復建固定效果較不佳．需等韌帶與股骨癒合方可復健．癒合時間較長	18000	FBZ008700001	禁忌症如：1.對金屬植入物過敏者(在植入前可先行測試)2.骨質密度極差者3.有循環問題或有感染可能影響癒合者4.無法行動或術後無法遵照醫師指示者
1957	信迪思新一代人工頸椎椎間盤 PRODISC-C NOVA SIZE MD HEIGHT 6MM AS：SYNTHES 04.820.236S	PRODISC-C NOVA SIZE MD HEIGHT 6MM AS：SYNTHES 04.820.236S	植入或取代頸椎C3至C7椎間盤，恢復其椎間盤高度及節段活動．	1植入物彎曲、磨損、鬆脫、斷裂、錯置、位移或固定失敗2神經受損3感染4對植入物有過敏反應5靜脈血栓肺部栓塞心臟停擺6產生組織病變7血腫與傷口癒合缺陷8關節旁鈣化與融合	1可多節段使用．不分節段操作方式皆同2可活動設計可減少鄰近節段病變3術後恢復快能減少病人戴頸圍的時間4Calotte Insert插入蓋設計能增加穩定度分散支撐壓力	"穩定度高,可活動設計能避免鄰近節斷病變,有效減少手術風險,術後恢復較快"	219000	FBZ023026001	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
1958	信迪思新一代人工頸椎椎間盤 RODISC-C NOVA SIZE M HEIGHT 5MM AS：SYNTHES 04.820.225S	PRODISC-C NOVA SIZE M HEIGHT 5MM AS：SYNTHES 04.820.225S	植入或取代頸椎C3至C7椎間盤，恢復其椎間盤高度及節段活動．	1植入物彎曲、磨損、鬆脫、斷裂、錯置、位移或固定失敗2神經受損3感染4對植入物有過敏反應5靜脈血栓肺部栓塞心臟停擺6產生組織病變7血腫與傷口癒合缺陷8關節旁鈣化與融合	1可多節段使用．不分節段操作方式皆同2可活動設計可減少鄰近節段病變3術後恢復快能減少病人戴頸圍的時間4Calotte Insert插入蓋設計能增加穩定度分散支撐壓力	"穩定度高,可活動設計能避免鄰近節斷病變,有效減少手術風險,術後恢復較快"	219000	FBZ023026001	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
1959	帶環十字韌帶固定內墊 ENDOBUTTON CL ULTRA 15MM AS:SMITH & NEPHEW 72200146	ENDOBUTTON CL ULTRA 15MM AS:SMITH & NEPHEW 72200146	適用骨科重建相關手術(如十字韌帶重建手術)之肌腱或韌帶固定	併發症可能與內部固定方式有關．不良反應會伴隨縫線發生．包括：傷口裂開、膿汁或尿液引起的結石、傷口感染、輕微的組織急性炎症反應及短暫局部刺激．	1此裝置應用在骨科重建相關手術中之固定及縫合．幫助韌帶重建時減少一個外側傷口2由纖維環及固定器組成．纖維環材質為PET聚酯纖維(不可吸收纖維)．固定器為材質為鈦合金．	Bioscrew與韌帶置入股骨洞口．對於術後復建固定效果較不佳．需等韌帶與股骨癒合方可復健．癒合時間較長	18000	FBZ008700001	禁忌症如：1.對金屬植入物過敏者(在植入前可先行測試)2.骨質密度極差者3.有循環問題或有感染可能影響癒合者4.無法行動或術後無法遵照醫師指示者
1960	快速鎖半月板修復系統 RAPIDLOC MENISCAL REPAIR SYSTEM PLA/12° AS:MITEK 228321	RAPIDLOC MENISCAL REPAIR SYSTEM PLA/12° AS:MITEK 228321	用於骨科重建手術中固定肌腱或韌帶的固定	無	"此裝置提供骨科重建手術一個準確的縫線固定方式,可使韌帶重建手術中減少一個外側的傷口"	無	18000	FBZ008700001	無
1961	快速鎖半月板修復系統 RAPIDLOC MENISCAL REPAIR SYSTEM PLA/27° AS:MITEK 228322	RAPIDLOC MENISCAL REPAIR SYSTEM PLA/27° AS:MITEK 228322	用於骨科重建手術中固定肌腱或韌帶的固定	無	"此裝置提供骨科重建手術一個準確的縫線固定方式,可使韌帶重建手術中減少一個外側的傷口"	無	18000	FBZ008700001	無
1962	信迪思新一代人工頸椎椎間盤 PRODISC-C NOVA SIZE LD HEIGHT 5MM AS：SYNTHES 04.820.255S	PRODISC-C NOVA SIZE LD HEIGHT 5MM AS：SYNTHES 04.820.255S	植入或取代頸椎C3至C7椎間盤，恢復其椎間盤高度及節段活動．	1植入物彎曲、磨損、鬆脫、斷裂、錯置、位移或固定失敗2神經受損3感染4對植入物有過敏反應5靜脈血栓肺部栓塞心臟停擺6產生組織病變7血腫與傷口癒合缺陷8關節旁鈣化與融合	1可多節段使用．不分節段操作方式皆同2可活動設計可減少鄰近節段病變3術後恢復快能減少病人戴頸圍的時間4Calotte Insert插入蓋設計能增加穩定度分散支撐壓力	"穩定度高,可活動設計能避免鄰近節斷病變,有效減少手術風險,術後恢復較快"	219000	FBZ023026001	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
1963	信迪思新一代人工頸椎椎間盤 PRODISC-C NOVA SIZE MD HEIGHT 7MM AS：SYNTHES 04.820.237S	PRODISC-C NOVA SIZE MD HEIGHT 7MM AS：SYNTHES 04.820.237S	C3-C7間單節或相鄰兩節之頸椎退化性疾病治療．植入或取代頸椎C3至C7椎間盤，恢復其椎間盤高度及節段活動．	1植入物彎曲、磨損、鬆脫、斷裂、錯置、位移或固定失敗2神經受損3感染4對植入物有過敏反應5靜脈血栓肺部栓塞心臟停擺6產生組織病變7血腫與傷口癒合缺陷8關節旁鈣化與融合	1可多節段使用．不分節段操作方式皆同2可活動設計可減少鄰近節段病變3術後恢復快能減少病人戴頸圍的時間4Calotte Insert插入蓋設計能增加穩定度分散支撐壓力	此產品無健保品可比較 (可活動式人工椎間盤皆為自費品項)	219000	FBZ023026001	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
1964	信迪思新一代人工頸椎椎間盤 PRODISC-C NOVA SIZE M HEIGHT 6MM AS：SYNTHES 04.820.226S	PRODISC-C NOVA SIZE M HEIGHT 6MM AS：SYNTHES 04.820.226S	C3-C7間單節或相鄰兩節之頸椎退化性疾病治療．植入或取代頸椎C3至C7椎間盤，恢復其椎間盤高度及節段活動．	1植入物彎曲、磨損、鬆脫、斷裂、錯置、位移或固定失敗2神經受損3感染4對植入物有過敏反應5靜脈血栓肺部栓塞心臟停擺6產生組織病變7血腫與傷口癒合缺陷8關節旁鈣化與融合	1可多節段使用．不分節段操作方式皆同2可活動設計可減少鄰近節段病變3術後恢復快能減少病人戴頸圍的時間4Calotte Insert插入蓋設計能增加穩定度分散支撐壓力	此產品無健保品可比較 (可活動式人工椎間盤皆為自費品項)	219000	FBZ023026001	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
1965	信迪思新一代人工頸椎椎間盤 PRODISC-C NOVA SIZE M HEIGHT 7MM AS：SYNTHES 04.820.227S	PRODISC-C NOVA SIZE M HEIGHT 7MM AS：SYNTHES 04.820.227S	C3-C7間單節或相鄰兩節之頸椎退化性疾病治療．植入或取代頸椎C3至C7椎間盤，恢復其椎間盤高度及節段活動．	1植入物彎曲、磨損、鬆脫、斷裂、錯置、位移或固定失敗2神經受損3感染4對植入物有過敏反應5靜脈血栓肺部栓塞心臟停擺6產生組織病變7血腫與傷口癒合缺陷8關節旁鈣化與融合	1可多節段使用．不分節段操作方式皆同2可活動設計可減少鄰近節段病變3術後恢復快能減少病人戴頸圍的時間4Calotte Insert插入蓋設計能增加穩定度分散支撐壓力	此產品無健保品可比較 (可活動式人工椎間盤皆為自費品項)	219000	FBZ023026001	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
1966	信迪思新一代人工頸椎椎間盤 PRODISC-C NOVA SIZE XL HEIGHT 6MM AS：SYNTHES 04.820.266S	PRODISC-C NOVA SIZE XL HEIGHT 6MM AS：SYNTHES 04.820.266S	C3-C7間單節或相鄰兩節之頸椎退化性疾病治療．植入或取代頸椎C3至C7椎間盤，恢復其椎間盤高度及節段活動．	1植入物彎曲、磨損、鬆脫、斷裂、錯置、位移或固定失敗2神經受損3感染4對植入物有過敏反應5靜脈血栓肺部栓塞心臟停擺6產生組織病變7血腫與傷口癒合缺陷8關節旁鈣化與融合	1可多節段使用．不分節段操作方式皆同2可活動設計可減少鄰近節段病變3術後恢復快能減少病人戴頸圍的時間4Calotte Insert插入蓋設計能增加穩定度分散支撐壓力	此產品無健保品可比較 (可活動式人工椎間盤皆為自費品項)	219000	FBZ023026001	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
1967	信迪思新一代人工頸椎椎間盤 PRODISC-C NOVA SIZE LD HEIGHT 6MM AS：SYNTHES 04.820.256S	PRODISC-C NOVA SIZE LD HEIGHT 6MM AS：SYNTHES 04.820.256S	植入或取代頸椎C3至C7椎間盤，恢復其椎間盤高度及節段活動．	1植入物彎曲、磨損、鬆脫、斷裂、錯置、位移或固定失敗2神經受損3感染4對植入物有過敏反應5靜脈血栓肺部栓塞心臟停擺6產生組織病變7血腫與傷口癒合缺陷8關節旁鈣化與融合	1可多節段使用．不分節段操作方式皆同2可活動設計可減少鄰近節段病變3術後恢復快能減少病人戴頸圍的時間4Calotte Insert插入蓋設計能增加穩定度分散支撐壓力	"穩定度高,可活動設計能避免鄰近節斷病變,有效減少手術風險,術後恢復較快"	219000	FBZ023026001	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
1968	信迪思新一代人工頸椎椎間盤 PRODISC-C NOVA SIZE L HEIGHT 5MM AS：SYNTHES 04.820.245S	PRODISC-C NOVA SIZE L HEIGHT 5MM AS：SYNTHES 04.820.245S	植入或取代頸椎C3至C7椎間盤，恢復其椎間盤高度及節段活動．	1植入物彎曲、磨損、鬆脫、斷裂、錯置、位移或固定失敗2神經受損3感染4對植入物有過敏反應5靜脈血栓肺部栓塞心臟停擺6產生組織病變7血腫與傷口癒合缺陷8關節旁鈣化與融合	1可多節段使用．不分節段操作方式皆同2可活動設計可減少鄰近節段病變3術後恢復快能減少病人戴頸圍的時間4Calotte Insert插入蓋設計能增加穩定度分散支撐壓力	"穩定度高,可活動設計能避免鄰近節斷病變,有效減少手術風險,術後恢復較快"	219000	FBZ023026001	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
1969	信迪思新一代人工頸椎椎間盤 PRODISC-C NOVA SIZE L HEIGHT 6MM AS：SYNTHES 04.820.246S	PRODISC-C NOVA SIZE L HEIGHT 6MM AS：SYNTHES 04.820.246S	植入或取代頸椎C3至C7椎間盤，恢復其椎間盤高度及節段活動．	1植入物彎曲、磨損、鬆脫、斷裂、錯置、位移或固定失敗2神經受損3感染4對植入物有過敏反應5靜脈血栓肺部栓塞心臟停擺6產生組織病變7血腫與傷口癒合缺陷8關節旁鈣化與融合	1可多節段使用．不分節段操作方式皆同2可活動設計可減少鄰近節段病變3術後恢復快能減少病人戴頸圍的時間4Calotte Insert插入蓋設計能增加穩定度分散支撐壓力	"穩定度高,可活動設計能避免鄰近節斷病變,有效減少手術風險,術後恢復較快"	219000	FBZ023026001	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
1970	信迪思新一代人工頸椎椎間盤 PRODISC-C NOVA SIZE XLD HEIGHT 7MM AS：SYNTHES 04.820.277S	PRODISC-C NOVA SIZE XLD HEIGHT 7MM AS：SYNTHES 04.820.277S	C3-C7間單節或相鄰兩節之頸椎退化性疾病治療．植入或取代頸椎C3至C7椎間盤，恢復其椎間盤高度及節段活動．	1植入物彎曲、磨損、鬆脫、斷裂、錯置、位移或固定失敗2神經受損3感染4對植入物有過敏反應5靜脈血栓肺部栓塞心臟停擺6產生組織病變7血腫與傷口癒合缺陷8關節旁鈣化與融合	1可多節段使用．不分節段操作方式皆同2可活動設計可減少鄰近節段病變3術後恢復快能減少病人戴頸圍的時間4Calotte Insert插入蓋設計能增加穩定度分散支撐壓力	此產品無健保品可比較 (可活動式人工椎間盤皆為自費品項)	219000	FBZ023026001	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
1971	信迪思新一代人工頸椎椎間盤 PRODISC-C NOVA SIZE XL HEIGHT 7MM AS：SYNTHES 04.820.267S	PRODISC-C NOVA SIZE XL HEIGHT 7MM AS：SYNTHES 04.820.267S	C3-C7間單節或相鄰兩節之頸椎退化性疾病治療．植入或取代頸椎C3至C7椎間盤，恢復其椎間盤高度及節段活動．	1植入物彎曲、磨損、鬆脫、斷裂、錯置、位移或固定失敗2神經受損3感染4對植入物有過敏反應5靜脈血栓肺部栓塞心臟停擺6產生組織病變7血腫與傷口癒合缺陷8關節旁鈣化與融合	1可多節段使用．不分節段操作方式皆同2可活動設計可減少鄰近節段病變3術後恢復快能減少病人戴頸圍的時間4Calotte Insert插入蓋設計能增加穩定度分散支撐壓力	此產品無健保品可比較 (可活動式人工椎間盤皆為自費品項)	219000	FBZ023026001	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
1972	信迪思新一代人工頸椎椎間盤 PRODISC-C NOVA SIZE LD HEIGHT 7MM AS：SYNTHES 04.820.257S	PRODISC-C NOVA SIZE LD HEIGHT 7MM AS：SYNTHES 04.820.257S	C3-C7間單節或相鄰兩節之頸椎退化性疾病治療．植入或取代頸椎C3至C7椎間盤，恢復其椎間盤高度及節段活動．	1植入物彎曲、磨損、鬆脫、斷裂、錯置、位移或固定失敗2神經受損3感染4對植入物有過敏反應5靜脈血栓肺部栓塞心臟停擺6產生組織病變7血腫與傷口癒合缺陷8關節旁鈣化與融合	1可多節段使用．不分節段操作方式皆同2可活動設計可減少鄰近節段病變3術後恢復快能減少病人戴頸圍的時間4Calotte Insert插入蓋設計能增加穩定度分散支撐壓力	此產品無健保品可比較 (可活動式人工椎間盤皆為自費品項)	219000	FBZ023026001	手術後的康復訓練應嚴格遵照．

1973	信迪思新一代人工頸椎椎間盤 PRODISC-C NOVA SIZE XL HEIGHT 5MM AS：SYNTHES 04.820.265S	PRODISC-C NOVA SIZE XL HEIGHT 5MM AS：SYNTHES 04.820.265S	C3-C7間單節或相鄰兩節之頸椎退化性疾病治療，植入或取代頸椎C3至C7椎間盤，恢復其椎間盤高度及節段活動。	1植入物彎曲、磨損、鬆脫、斷裂、錯置、位移或固定失敗2神經受損3感染4對植入物有過敏反應5靜脈血栓肺部栓塞心臟停擺6產生組織病變7血腫與傷口癒合缺陷8關節旁鈣化與融合	1可多節段使用，不分節段操作方式皆同2可活動設計可減少鄰近節段病變3術後恢復快能減少病人戴頸圈的時間4Calotte Insert插入蓋設計能增加穩定度分散支撐壓力	此產品無健保品可比較 (可活動式人工椎間盤皆為自費品項)	219000	FBZ023026001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1974	歐貝爾椎間融合器 OPAL SPACER SYSTEM 10X28MM H10MM AS:SYNTHES 08-803-110S	OPAL SPACER SYSTEM 10X28MM H10MM AS:SYNTHES 08-803-110S	腰椎間盤退化疾病和脊柱不穩定、椎間切除術後所產生併發症的重建手術、假關節或失敗的手術、退化性脊椎滑脫症、峽部脊椎滑脫症(經共同擬定會議審核，不納入健保給付)	1植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2過敏反應肇因於無法適應植入物材質3癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙4植入物而引起的疼痛	"本產品是一個使用單側椎孔椎間融合術(unilateral TLIF)的植 入物系統. 本品的設計允許自體撐開. 本品於使用時可以使用兩種不同的方法, 器械的設計可於微創手術時始用."	無	70000	FBZ020179001	1不可重複使用2選擇適當的植入物尺寸3當癒合狀況良好建議移除植入物4不建議與其他廠牌之產品併用
1975	歐貝爾椎間融合器 OPAL SPACER SYSTEM 10X28MM H8MM AS:SYNTHES 08-803-108S	OPAL SPACER SYSTEM 10X28MM H8MM AS:SYNTHES 08-803-108S	腰椎間盤退化疾病和脊柱不穩定、椎間切除術後所產生併發症的重建手術、假關節或失敗的手術、退化性脊椎滑脫症、峽部脊椎滑脫症(經共同擬定會議審核，不納入健保給付)	1植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2過敏反應肇因於無法適應植入物材質3癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙4植入物而引起的疼痛	"本產品是一個使用單側椎孔椎間融合術(unilateral TLIF)的植 入物系統. 本品的設計允許自體撐開. 本品於使用時可以使用兩種不同的方法, 器械的設計可於微創手術時始用."	無	70000	FBZ020179001	1不可重複使用2選擇適當的植入物尺寸3當癒合狀況良好建議移除植入物4不建議與其他廠牌之產品併用
1976	信迪思新一代人工頸椎椎間盤 PRODISC-C NOVA SIZE XLD HEIGHT 5MM AS：SYNTHES 04.820.275S	PRODISC-C NOVA SIZE XLD HEIGHT 5MM AS：SYNTHES 04.820.275S	植入或取代頸椎C3至C7椎間盤，恢復其椎間盤高度及節段活動。	1植入物彎曲、磨損、鬆脫、斷裂、錯置、位移或固定失敗2神經受損3感染4對植入物有過敏反應5靜脈血栓肺部栓塞心臟停擺6產生組織病變7血腫與傷口癒合缺陷8關節旁鈣化與融合	1可多節段使用，不分節段操作方式皆同2可活動設計可減少鄰近節段病變3術後恢復快能減少病人戴頸圈的時間4Calotte Insert插入蓋設計能增加穩定度分散支撐壓力	"穩定度高,可活動設計能避免鄰近節斷病變,有效減少手術風險,術後恢復較快"	219000	FBZ023026001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1977	信迪思新一代人工頸椎椎間盤 PRODISC-C NOVA SIZE XLD HEIGHT 6MM AS：SYNTHES 04.820.276S	PRODISC-C NOVA SIZE XLD HEIGHT 6MM AS：SYNTHES 04.820.276S	植入或取代頸椎C3至C7椎間盤，恢復其椎間盤高度及節段活動。	1植入物彎曲、磨損、鬆脫、斷裂、錯置、位移或固定失敗2神經受損3感染4對植入物有過敏反應5靜脈血栓肺部栓塞心臟停擺6產生組織病變7血腫與傷口癒合缺陷8關節旁鈣化與融合	1可多節段使用，不分節段操作方式皆同2可活動設計可減少鄰近節段病變3術後恢復快能減少病人戴頸圈的時間4Calotte Insert插入蓋設計能增加穩定度分散支撐壓力	"穩定度高,可活動設計能避免鄰近節斷病變,有效減少手術風險,術後恢復較快"	219000	FBZ023026001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1978	歐貝爾椎間融合器 OPAL SPACER SYSTEM 10X28MM H12MM AS:SYNTHES 08-803-132S	OPAL SPACER SYSTEM 10X28MM H12MM AS:SYNTHES 08-803-132S	腰椎間盤退化疾病和脊柱不穩定、椎間切除術後所產生併發症的重建手術、假關節或失敗的手術、退化性脊椎滑脫症、峽部脊椎滑脫症(經共同擬定會議審核，不納入健保給付)	1植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2過敏反應肇因於無法適應植入物材質3癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙4植入物而引起的疼痛	"本產品是一個使用單側椎孔椎間融合術(unilateral TLIF)的植 入物系統. 本品的設計允許自體撐開. 本品於使用時可以使用兩種不同的方法, 器械的設計可於微創手術時始用."	無	70000	FBZ020179001	1不可重複使用2選擇適當的植入物尺寸3當癒合狀況良好建議移除植入物4不建議與其他廠牌之產品併用
1979	歐貝爾椎間融合器 OPAL SPACER SYSTEM 10X28MM H17MM AS:SYNTHES 08-803-117S	OPAL SPACER SYSTEM 10X28MM H17MM AS:SYNTHES 08-803-117S	腰椎間盤退化疾病、脊柱不穩定、椎間切除術後所產生併發症的重建手術、假關節或失敗的手術、退化性脊椎滑脫症、峽部脊椎滑脫症	植入物因保護不佳造成移位，可能導致壓迫神經	是使用單側椎孔椎間融合術(unilateral TLIF)的植入物系統. 其設計允許自體撐開。使用時可以使用傳統方法置入或是結合微創手術使用。	無	70000	FBZ020179001	選擇適當的植入物尺寸，過大尺寸將造成病患不適或是kyphosis; 過小尺寸容易造成移位，可能導致壓迫神經
1980	歐貝爾椎間融合器 OPAL SPACER SYSTEM 10X28MM H9MM AS:SYNTHES 08-803-109S	OPAL SPACER SYSTEM 10X28MM H9MM AS:SYNTHES 08-803-109S	腰椎間盤退化疾病和脊柱不穩定、椎間切除術後所產生併發症的重建手術、假關節或失敗的手術、退化性脊椎滑脫症、峽部脊椎滑脫症(經共同擬定會議審核，不納入健保給付)	1植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2過敏反應肇因於無法適應植入物材質3癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙4植入物而引起的疼痛	"本產品是一個使用單側椎孔椎間融合術(unilateral TLIF)的植 入物系統. 本品的設計允許自體撐開. 本品於使用時可以使用兩種不同的方法, 器械的設計可於微創手術時始用."	無	70000	FBZ020179001	1不可重複使用2選擇適當的植入物尺寸3當癒合狀況良好建議移除植入物4不建議與其他廠牌之產品併用
1981	歐貝爾椎間融合器 OPAL SPACER SYSTEM 10X28MM H13MM AS:SYNTHES 08-803-133S	OPAL SPACER SYSTEM 10X28MM H13MM AS:SYNTHES 08-803-133S	腰椎間盤退化疾病和脊柱不穩定、椎間切除術後所產生併發症的重建手術、假關節或失敗的手術、退化性脊椎滑脫症、峽部脊椎滑脫症(經共同擬定會議審核，不納入健保給付)	1植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2過敏反應肇因於無法適應植入物材質3癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙4植入物而引起的疼痛	"本產品是一個使用單側椎孔椎間融合術(unilateral TLIF)的植 入物系統. 本品的設計允許自體撐開. 本品於使用時可以使用兩種不同的方法, 器械的設計可於微創手術時始用."	無	70000	FBZ020179001	1不可重複使用2選擇適當的植入物尺寸3當癒合狀況良好建議移除植入物4不建議與其他廠牌之產品併用
1982	歐貝爾椎間融合器 OPAL SPACER SYSTEM 10X28MM H11MM AS:SYNTHES 08-803-131S	OPAL SPACER SYSTEM 10X28MM H11MM AS:SYNTHES 08-803-131S	腰椎間盤退化疾病和脊柱不穩定、椎間切除術後所產生併發症的重建手術、假關節或失敗的手術、退化性脊椎滑脫症、峽部脊椎滑脫症(經共同擬定會議審核，不納入健保給付)	1植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷2過敏反應肇因於無法適應植入物材質3癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙4植入物而引起的疼痛	"本產品是一個使用單側椎孔椎間融合術(unilateral TLIF)的植 入物系統. 本品的設計允許自體撐開. 本品於使用時可以使用兩種不同的方法, 器械的設計可於微創手術時始用."	無	70000	FBZ020179001	1不可重複使用2選擇適當的植入物尺寸3當癒合狀況良好建議移除植入物4不建議與其他廠牌之產品併用
1983	歐貝爾椎間融合器 OPAL SPACER SYSTEM 10X28MM H15MM AS:SYNTHES 08-803-135S	OPAL SPACER SYSTEM 10X28MM H15MM AS:SYNTHES 08-803-135S	腰椎間盤退化疾病、脊柱不穩定、椎間切除術後所產生併發症的重建手術、假關節或失敗的手術、退化性脊椎滑脫症、峽部脊椎滑脫症	植入物因保護不佳造成移位，可能導致壓迫神經	是使用單側椎孔椎間融合術(unilateral TLIF)的植入物系統. 其設計允許自體撐開。使用時可以使用傳統方法置入或是結合微創手術使用。	無	70000	FBZ020179001	選擇適當的植入物尺寸，過大尺寸將造成病患不適或是kyphosis; 過小尺寸容易造成移位，可能導致壓迫神經
1984	人工頸椎椎間盤植入物 ACTIV C FLAT IMPLANT SIZE XS, H 6MM AS:AESCULAP SW290K	ACTIV C INTERVERTEBRAL DISK PROSTHESIS ACTIV C FLAT IMPLANT SIZE XS, H 6MM AS:AESCULAP SW290K	1有症狀表現之頸椎椎間盤病變2初期椎間盤滑脫所引起的脊椎狹窄	"1. 植入物組件彎曲、鬆脫、位移、失去固定、磨損或破裂 2.感染 3.對植入物料產生過敏反應 4.靜脈血栓症、,栓塞和心跳停止 5.血腫和傷口癒合障礙 6.關節周圍鈣化和融合"	1.重建並恢復椎間隙高度 2.消除疼痛，保留活動度 3.保護小關節防止進一步退化及相鄰節段退化	此產品無健保品可比較 (可活動式人工椎間盤皆為自費品項)	230000	FBZ019810001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1985	人工頸椎椎間盤植入物 ACTIV C FLAT IMPLANT SIZE S, H 5MM AS:AESCULAP SW291K	ACTIV C INTERVERTEBRAL DISK PROSTHESIS ACTIV C FLAT IMPLANT SIZE S, H 5MM AS:AESCULAP SW291K	1有症狀表現之頸椎椎間盤病變2初期椎間盤滑脫所引起的脊椎狹窄	"1. 植入物組件彎曲、鬆脫、位移、失去固定、磨損或破裂 2.感染 3.對植入物料產生過敏反應 4.靜脈血栓症、,栓塞和心跳停止 5.血腫和傷口癒合障礙 6.關節周圍鈣化和融合"	1.重建並恢復椎間隙高度 2.消除疼痛，保留活動度 3.保護小關節防止進一步退化及相鄰節段退化	此產品無健保品可比較 (可活動式人工椎間盤皆為自費品項)	230000	FBZ019810001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1986	人工頸椎椎間盤植入物 ACTIV C FLAT IMPLANT SIZE L, H 5MM AS:AESCULAP SW295K	ACTIV C INTERVERTEBRAL DISK PROSTHESIS ACTIV C FLAT IMPLANT SIZE L, H 5MM AS:AESCULAP SW295K	1有症狀表現之頸椎椎間盤病變2初期椎間盤滑脫所引起的脊椎狹窄	"1. 植入物組件彎曲、鬆脫、位移、失去固定、磨損或破裂 2.感染 3.對植入物料產生過敏反應 4.靜脈血栓症、,栓塞和心跳停止 5.血腫和傷口癒合障礙 6.關節周圍鈣化和融合"	1.重建並恢復椎間隙高度 2.消除疼痛，保留活動度 3.保護小關節防止進一步退化及相鄰節段退化	此產品無健保品可比較 (可活動式人工椎間盤皆為自費品項)	230000	FBZ019810001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1987	人工頸椎椎間盤植入物 ACTIV C FLAT IMPLANT SIZE S, H 6MM AS:AESCULAP SW292K	ACTIV C INTERVERTEBRAL DISK PROSTHESIS ACTIV C FLAT IMPLANT SIZE S, H 6MM AS:AESCULAP SW292K	1有症狀表現之頸椎椎間盤病變2初期椎間盤滑脫所引起的脊椎狹窄	"1. 植入物組件彎曲、鬆脫、位移、失去固定、磨損或破裂 2.感染 3.對植入物料產生過敏反應 4.靜脈血栓症、,栓塞和心跳停止 5.血腫和傷口癒合障礙 6.關節周圍鈣化和融合"	1.重建並恢復椎間隙高度 2.消除疼痛，保留活動度 3.保護小關節防止進一步退化及相鄰節段退化	此產品無健保品可比較 (可活動式人工椎間盤皆為自費品項)	230000	FBZ019810001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1988	人工頸椎椎間盤植入物 ACTIV C FLAT IMPLANT SIZE L, H 6MM AS:AESCULAP SW296K	ACTIV C INTERVERTEBRAL DISK PROSTHESIS ACTIV C FLAT IMPLANT SIZE L, H 6MM AS:AESCULAP SW296K	1有症狀表現之頸椎椎間盤病變2初期椎間盤滑脫所引起的脊椎狹窄	"1. 植入物組件彎曲、鬆脫、位移、失去固定、磨損或破裂 2.感染 3.對植入物料產生過敏反應 4.靜脈血栓症、,栓塞和心跳停止 5.血腫和傷口癒合障礙 6.關節周圍鈣化和融合"	1.重建並恢復椎間隙高度 2.消除疼痛，保留活動度 3.保護小關節防止進一步退化及相鄰節段退化	此產品無健保品可比較 (可活動式人工椎間盤皆為自費品項)	230000	FBZ019810001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1989	人工頸椎椎間盤植入物 ACTIV C FLAT IMPLANT SIZE XS, H 5MM AS:AESCULAP SW289K	ACTIV C INTERVERTEBRAL DISK PROSTHESIS ACTIV C FLAT IMPLANT SIZE XS, H 5MM AS:AESCULAP SW289K	1有症狀表現之頸椎椎間盤病變2初期椎間盤滑脫所引起的脊椎狹窄	"1. 植入物組件彎曲、鬆脫、位移、失去固定、磨損或破裂 2.感染 3.對植入物料產生過敏反應 4.靜脈血栓症、,栓塞和心跳停止 5.血腫和傷口癒合障礙 6.關節周圍鈣化和融合"	1.重建並恢復椎間隙高度 2.消除疼痛，保留活動度 3.保護小關節防止進一步退化及相鄰節段退化	此產品無健保品可比較 (可活動式人工椎間盤皆為自費品項)	230000	FBZ019810001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1990	人工頸椎椎間盤植入物 ACTIV C FLAT IMPLANT SIZE XL, H 5MM AS:AESCULAP SW297K	ACTIV C INTERVERTEBRAL DISK PROSTHESIS ACTIV C FLAT IMPLANT SIZE XL, H 5MM AS:AESCULAP SW297K	C3-C7間單節或相鄰兩節之頸椎退化性疾病治療，植入或取代頸椎C3至C7椎間盤，恢復其椎間盤高度及節段活動。	1植入物彎曲、磨損、鬆脫、斷裂、錯置、位移或固定失敗2神經受損3感染4對植入物有過敏反應5靜脈血栓肺部栓塞心臟停擺6產生組織病變7血腫與傷口癒合缺陷8關節旁鈣化與融合	1.重建並恢復椎間隙高度 2.消除疼痛，保留活動度 3.保護小關節防止進一步退化及相鄰節段退化	此產品無健保品可比較 (可活動式人工椎間盤皆為自費品項)	230000	FBZ019810001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1991	英比頸椎人工椎間盤 上終板 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS PLATE T2 13X15MMX0度 AS:LDR MB212K	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS PLATE T2 13X15MMX0° AS:LDR MB212K	頸椎間盤突出、退化、受損而產生之疼痛、神經壓迫等；脊椎減壓後重覆出現脊椎不穩定；頸椎管神經孔狹窄症等	風險與傳統頸椎融合術類似；如1.人工椎間盤移位(可能在術後多年後發生)2.人工椎間盤周圍軟組織鈣化與融合，使其失去活動性僅存填補椎體間空缺的作用。	最新治療方法，術後可保留椎間盤活動性，避免傳統融合手術造成手術節段無法活動，相鄰節段椎間盤纖發性退化的風險，也無施行融合手術有術後不融合，而須再次手術的可能。	術後可保留椎間盤活動性，降低相鄰節段椎間盤因為補償機制，負荷過大而引發纖發性退化的機率。術後無須長期配戴頸圈，恢復迅速，可以及早回復正常生活和工作。	80000	FBZ020327001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1992	人工頸椎椎間盤植入物 ACTIV C FLAT IMPLANT SIZE M, H 5MM AS:AESCULAP SW293K	ACTIV C INTERVERTEBRAL DISK PROSTHESIS ACTIV C FLAT IMPLANT SIZE M, H 5MM AS:AESCULAP SW293K	1有症狀表現之頸椎椎間盤病變2初期椎間盤滑脫所引起的脊椎狹窄	"1. 植入物組件彎曲、鬆脫、位移、失去固定、磨損或破裂 2.感染 3.對植入物料產生過敏反應 4.靜脈血栓症、,栓塞和心跳停止 5.血腫和傷口癒合障礙 6.關節周圍鈣化和融合"	1.重建並恢復椎間隙高度 2.消除疼痛，保留活動度 3.保護小關節防止進一步退化及相鄰節段退化	此產品無健保品可比較 (可活動式人工椎間盤皆為自費品項)	230000	FBZ019810001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
1993	人工頸椎椎間盤植入物 ACTIV C FLAT IMPLANT SIZE M, H 6MM AS:AESCULAP SW294K	ACTIV C INTERVERTEBRAL DISK PROSTHESIS ACTIV C FLAT IMPLANT SIZE M, H 6MM AS:AESCULAP SW294K	1有症狀表現之頸椎椎間盤病變2初期椎間盤滑脫所引起的脊椎狹窄	"1. 植入物組件彎曲、鬆脫、位移、失去固定、磨損或破裂 2.感染 3.對植入物料產生過敏反應 4.靜脈血栓症、,栓塞和心跳停止 5.血腫和傷口癒合障礙 6.關節周圍鈣化和融合"	1.重建並恢復椎間隙高度 2.消除疼痛，保留活動度 3.保護小關節防止進一步退化及相鄰節段退化	此產品無健保品可比較 (可活動式人工椎間盤皆為自費品項)	230000	FBZ019810001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。

1994	葉比頸椎人工椎間盤 可動式襯墊 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS INSERT T2/T4 H6.0MMX0度 AS:LDR MB222P	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS INSERT T2/T4 H6.0MMX0° AS:LDR MB222P	頸椎間盤突出、退化、受損而產生之疼痛、神經壓迫等；脊椎減壓後重覆出現脊椎不穩定；頸椎管神經孔狹窄症等	風險與傳統頸椎融合術類似；如1.人工椎間盤移位(可能在術後多年後發生)2.人工椎間盤周圍軟組織鈣化與融合．使其失去活動性僅存填補椎體間空缺的作用．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	62000	FBZ020327001	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
1995	葉比頸椎人工椎間盤 下終板 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS PLATE T2 13X15MMX0度 AS:LDR MB213K	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS PLATE T2 13X15MMX0° AS:LDR MB213K	頸椎間盤突出、退化、受損而產生之疼痛、神經壓迫等；脊椎減壓後重覆出現脊椎不穩定；頸椎管神經孔狹窄症等	風險與傳統頸椎融合術類似；如1.人工椎間盤移位(可能在術後多年後發生)2.人工椎間盤周圍軟組織鈣化與融合．使其失去活動性僅存填補椎體間空缺的作用．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	100000	FBZ020327001	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
1996	人工頸椎椎間盤植入物 ACTIV C FLAT IMPLANT SIZE XL, H 6MM AS:AESCULAP SW298K	ACTIV C INTERVERTEBRAL DISK PROSTHESIS ACTIV C FLAT IMPLANT SIZE XL, H 6MM AS:AESCULAP SW298K	C3-C7間單節或相鄰兩節之頸椎退化性疾病治療．植入或取代頸椎C3至C7椎間盤．恢復其椎間盤高度及節段活動．	1植入物彎曲、磨損、鬆脫、斷裂、錯置、位移或固定失敗2神經受損3感染4對植入物有過敏反應5靜脈血栓肺部栓塞心臟停擺6產生組織病變7血腫與傷口癒合缺陷8關節旁鈣化與融合	1.重建並恢復椎間隙高度 2.消除疼痛．保留活動度 3.保護小關節防止進一步退化及相鄰節段退化	此產品無健保品可比較 (可活動式人工椎間盤皆為自費品項)	230000	FBZ019810001	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
1997	人工頸椎椎間盤植入物 ACTIV C FLAT IMPLANT SIZE XXL, H 5MM AS:AESCULAP SW299K	ACTIV C INTERVERTEBRAL DISK PROSTHESIS ACTIV C FLAT IMPLANT SIZE XXL, H 5MM AS:AESCULAP SW299K	C3-C7間單節或相鄰兩節之頸椎退化性疾病治療．植入或取代頸椎C3至C7椎間盤．恢復其椎間盤高度及節段活動．	1植入物彎曲、磨損、鬆脫、斷裂、錯置、位移或固定失敗2神經受損3感染4對植入物有過敏反應5靜脈血栓肺部栓塞心臟停擺6產生組織病變7血腫與傷口癒合缺陷8關節旁鈣化與融合	1.重建並恢復椎間隙高度 2.消除疼痛．保留活動度 3.保護小關節防止進一步退化及相鄰節段退化	此產品無健保品可比較 (可活動式人工椎間盤皆為自費品項)	230000	FBZ019810001	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
1998	葉比頸椎人工椎間盤 上終板 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS PLATE T6 15X17MMX0度 AS:LDR MB612K	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS PLATE T6 15X17MMX0° AS:LDR MB612K	頸椎間盤突出、退化、受損而產生之疼痛、神經壓迫等；脊椎減壓後重覆出現脊椎不穩定；頸椎管神經孔狹窄症等	風險與傳統頸椎融合術類似；如1.人工椎間盤移位(可能在術後多年後發生)2.人工椎間盤周圍軟組織鈣化與融合．使其失去活動性僅存填補椎體間空缺的作用．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	80000	FBZ020327001	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
1999	葉比頸椎人工椎間盤 可動式襯墊 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS INSERT T2/T4 H7.0MMX0度 AS:LDR MB223P	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS INSERT T2/T4 H7.0MMX0° AS:LDR MB223P	C3-C7間單節或相鄰兩節之頸椎退化性疾病治療．植入或取代頸椎C3至C7椎間盤．恢復其椎間盤高度及節段活動．	1植入物彎曲、磨損、鬆脫、斷裂、錯置、位移或固定失敗2神經受損3感染4對植入物有過敏反應5靜脈血栓肺部栓塞心臟停擺6產生組織病變7血腫與傷口癒合缺陷8關節旁鈣化與融合	術後可保留椎間盤活動性．避免傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	此產品無健保品可比較 (可活動式人工椎間盤皆為自費品項)	62000	FBZ020327001	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
2000	葉比頸椎人工椎間盤 可動式襯墊 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS INSERT T2/T4 H4.5MMX0度 AS:LDR MB220P	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS INSERT T2/T4 H4.5MMX0° AS:LDR MB220P	頸椎間盤突出、退化、受損而產生之疼痛、神經壓迫等；脊椎減壓後重覆出現脊椎不穩定；頸椎管神經孔狹窄症等	風險與傳統頸椎融合術類似；如1.人工椎間盤移位(可能在術後多年後發生)2.人工椎間盤周圍軟組織鈣化與融合．使其失去活動性僅存填補椎體間空缺的作用．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	62000	FBZ020327001	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
2001	葉比頸椎人工椎間盤 可動式襯墊 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS INSERT T2/T4 H5.0MMX0度 AS:LDR MB221P	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS INSERT T2/T4 H5.0MMX0° AS:LDR MB221P	頸椎間盤突出、退化、受損而產生之疼痛、神經壓迫等；脊椎減壓後重覆出現脊椎不穩定；頸椎管神經孔狹窄症等	風險與傳統頸椎融合術類似；如1.人工椎間盤移位(可能在術後多年後發生)2.人工椎間盤周圍軟組織鈣化與融合．使其失去活動性僅存填補椎體間空缺的作用．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	62000	FBZ020327001	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
2002	葉比頸椎人工椎間盤 可動式襯墊 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS INSERT T6/T8 H6.0MMX0度 AS:LDR MB622P	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS INSERT T6/T8 H6.0MMX0° AS:LDR MB622P	頸椎間盤突出、退化、受損而產生之疼痛、神經壓迫等；脊椎減壓後重覆出現脊椎不穩定；頸椎管神經孔狹窄症等	風險與傳統頸椎融合術類似；如1.人工椎間盤移位(可能在術後多年後發生)2.人工椎間盤周圍軟組織鈣化與融合．使其失去活動性僅存填補椎體間空缺的作用．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	62000	FBZ020327001	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
2003	葉比頸椎人工椎間盤 下終板 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS PLATE T6 15X17MMX0度 AS:LDR MB613K	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS PLATE T6 15X17MMX0° AS:LDR MB613K	頸椎間盤突出、退化、受損而產生之疼痛、神經壓迫等；脊椎減壓後重覆出現脊椎不穩定；頸椎管神經孔狹窄症等	風險與傳統頸椎融合術類似；如1.人工椎間盤移位(可能在術後多年後發生)2.人工椎間盤周圍軟組織鈣化與融合．使其失去活動性僅存填補椎體間空缺的作用．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	100000	FBZ020327001	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
2004	葉比頸椎人工椎間盤 上終板 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS PLATE T4 13X17MMX0度 AS:LDR MB412K	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS PLATE T4 13X17MMX0° AS:LDR MB412K	頸椎間盤突出、退化、受損而產生之疼痛、神經壓迫等；脊椎減壓後重覆出現脊椎不穩定；頸椎管神經孔狹窄症等	風險與傳統頸椎融合術類似；如1.人工椎間盤移位(可能在術後多年後發生)2.人工椎間盤周圍軟組織鈣化與融合．使其失去活動性僅存填補椎體間空缺的作用．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	80000	FBZ020327001	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
2005	葉比頸椎人工椎間盤 下終板 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS PLATE T4 13X17MMX0度 AS:LDR MB413K	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS PLATE T4 13X17MMX0° AS:LDR MB413K	頸椎間盤突出、退化、受損而產生之疼痛、神經壓迫等；脊椎減壓後重覆出現脊椎不穩定；頸椎管神經孔狹窄症等	風險與傳統頸椎融合術類似；如1.人工椎間盤移位(可能在術後多年後發生)2.人工椎間盤周圍軟組織鈣化與融合．使其失去活動性僅存填補椎體間空缺的作用．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	100000	FBZ020327001	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
2006	盈力恩CPS生物可吸收性固定系統 2.5X23MM SCREW (2PCS+DISPENSER) AS:INION SCR-1294	2.5X23MM SCREW (2PCS+DISPENSER) AS:INION SCR-1294	"屬可吸收性的骨板骨釘,材質及製程技術具專利"	該裝置會因過早的壓力、活動、或負荷而斷裂或鬆開．若感染會導致手術失敗．外科創傷會導致神經血管的損傷．植入物可能會造成發炎或過敏．在無菌環境中可能會發生局部短暫的液體蓄積及組織增生．若有上述現象請速回診就醫．	生物可吸收性材質．可被人體代謝成水及二氧化碳排出體外．代謝時間約２－４年．非金屬材質不會產生微量金屬元素．本品不會妨礙各類視像照影．如：X光、核磁共振攝影、電腦斷層．	"本品為可吸收性的材質,材質及製程技術具有專利．屬非金屬材質不會產生金屬離子．可為人體吸收代謝．不會妨礙各類視像照影．如X光、電腦斷層、磁振造影．"	9500	FBZ017032007	手術後護理有助於傷口的痊癒．使用額外的固定方式(如：適當的管型支架支撐)有助於骨頭的痊癒。留意骨折處．避免使力或碰撞以免再次受到傷害致手術失敗。本品適用於固定功能．但不適用於替代健康骨頭或用於有支撐壓力的部位．
2007	葉比頸椎人工椎間盤 可動式襯墊 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS INSERT T6/T8 H7.0MMX0度 AS:LDR MB623P	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS INSERT T6/T8 H7.0MMX0° AS:LDR MB623P	頸椎間盤突出、退化、受損而產生之疼痛、神經壓迫等；脊椎減壓後重覆出現脊椎不穩定；頸椎管神經孔狹窄症等	風險與傳統頸椎融合術類似；如1.人工椎間盤移位(可能在術後多年後發生)2.人工椎間盤周圍軟組織鈣化與融合．使其失去活動性僅存填補椎體間空缺的作用．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	62000	FBZ020327001	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
2008	葉比頸椎人工椎間盤 可動式襯墊 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS INSERT T6/T8 H4.5MMX0度 AS:LDR MB620P	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS INSERT T6/T8 H4.5MMX0° AS:LDR MB620P	頸椎間盤突出、退化、受損而產生之疼痛、神經壓迫等；脊椎減壓後重覆出現脊椎不穩定；頸椎管神經孔狹窄症等	風險與傳統頸椎融合術類似；如1.人工椎間盤移位(可能在術後多年後發生)2.人工椎間盤周圍軟組織鈣化與融合．使其失去活動性僅存填補椎體間空缺的作用．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	62000	FBZ020327001	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
2009	葉比頸椎人工椎間盤 可動式襯墊 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS INSERT T6/T8 H5.0MMX0度 AS:LDR MB621P	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS INSERT T6/T8 H5.0MMX0° AS:LDR MB621P	頸椎間盤突出、退化、受損而產生之疼痛、神經壓迫等；脊椎減壓後重覆出現脊椎不穩定；頸椎管神經孔狹窄症等	風險與傳統頸椎融合術類似；如1.人工椎間盤移位(可能在術後多年後發生)2.人工椎間盤周圍軟組織鈣化與融合．使其失去活動性僅存填補椎體間空缺的作用．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	62000	FBZ020327001	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
2010	盈力恩CPS生物可吸收性固定系統 2.8X23MM SCREW (2PCS+DISPENSER) AS:INION SCR-1301	2.8X23MM SCREW (2PCS+DISPENSER) AS:INION SCR-1301	"屬可吸收性的骨板骨釘,材質及製程技術具專利"	該裝置會因過早的壓力、活動、或負荷而斷裂或鬆開．若感染會導致手術失敗．外科創傷會導致神經血管的損傷．植入物可能會造成發炎或過敏．在無菌環境中可能會發生局部短暫的液體蓄積及組織增生．若有上述現象請速回診就醫．	生物可吸收性材質．可被人體代謝成水及二氧化碳排出體外．代謝時間約２－４年．非金屬材質不會產生微量金屬元素．本品不會妨礙各類視像照影．如：X光、核磁共振攝影、電腦斷層．	"本品為可吸收性的材質,材質及製程技術具有專利．屬非金屬材質不會產生金屬離子．可為人體吸收代謝．不會妨礙各類視像照影．如X光、電腦斷層、磁振造影．"	9500	FBZ017032007	手術後護理有助於傷口的痊癒．使用額外的固定方式(如：適當的管型支架支撐)有助於骨頭的痊癒。留意骨折處．避免使力或碰撞以免再次受到傷害致手術失敗。本品適用於固定功能．但不適用於替代健康骨頭或用於有支撐壓力的部位．
2011	葉比頸椎人工椎間盤 上終板 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS PLATE T8 15X20MMX0度 AS:LDR MB812K	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS PLATE T8 15X20MMX0° AS:LDR MB812K	頸椎間盤突出、退化、受損而產生之疼痛、神經壓迫等；脊椎減壓後重覆出現脊椎不穩定；頸椎管神經孔狹窄症等	風險與傳統頸椎融合術類似；如1.人工椎間盤移位(可能在術後多年後發生)2.人工椎間盤周圍軟組織鈣化與融合．使其失去活動性僅存填補椎體間空缺的作用．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	80000	FBZ020327001	手術後的康復訓練應嚴格遵照．

2012	萊比頸椎人工椎間盤 下終板 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS PLATE T8 15X20MMX0度 AS:LDR MB813K	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS PLATE T8 15X20MMX0° AS:LDR MB813K	頸椎間盤突出、退化、受損而產生之疼痛、神經壓迫等；脊椎滑脫後重覆出現脊椎不穩定；頸椎管神經孔狹窄症等	風險與傳統頸椎融合術類似；如1.人工椎間盤移位(可能在術後多年後發生)2.人工椎間盤周圍軟組織鈣化與融合，使其失去活動性僅存填補椎體間空缺的作用．	最新治療方法，術後可保留椎間盤活動性，避免傳統融合手術造成手術節段無法活動，相鄰節段椎間盤繼發性退化的風險，也無施行融合手術有術後不融合，而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性，降低相鄰節段椎間盤因為補償機制，負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈，恢復迅速，可以及早回復正常生活和工作．	100000	FBZ020327001	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
2013	盈力恩6洞骨板 1.5MM CPS 6 HOLE PLATE AS:INION PLT-1006	1.5MM CPS 6 HOLE PLATE AS:INION PLT-1006	"屬可吸收性的骨板骨釘,材質及製程技術員專利"	術後感染會導致手術失敗、外科創傷可能會造成神經血管的損傷．植入物可能會造成發炎或過敏反應或提高併發症的風險．在無菌環境中可能會發生局部液體蓄積或異物反應．若有上述現象請速回診就醫．	生物可吸收性材質，可被人體代謝成水及二氧化碳排出體外．代謝時間約２－４年．非金屬材質不會產生微量金屬元素．本品不會妨礙各類視像照影，如：X光、核磁共振攝影、電腦斷層．	與健保可吸收材質比較，本品的材質及製程技術員有專利．本品的強度及延展性佳．與金屬材質比較：本品為無菌非膠原非熱原之可吸收性植入物．本品不會產生金屬離子，不會妨礙各類像造影，如X光、電腦斷層、磁振造影．	8490	FFZ010181010	術後護理有助於傷口的痊癒．留意骨折處，避免使力或碰撞以免再次受到傷害致手術失敗．
2014	盈力恩CPS生物可吸收性固定系統 2.0X20MM SCREW (2PCS+DISPENSER) AS:INION SCR-1289	2.0X20MM SCREW (2PCS+DISPENSER) AS:INION SCR-1289	"屬可吸收性的骨板骨釘,材質及製程技術員專利"	該裝置會因過早的壓力、活動、或負荷而斷裂或鬆開．若感染會導致手術失敗．外科創傷會導致神經血管的損傷．植入物可能會造成發炎或過敏．在無菌環境中可能會發生局部短暫的液體蓄積及組織增生．若有上述現象請速回診就醫．	生物可吸收性材質，可被人體代謝成水及二氧化碳排出體外．代謝時間約２－４年．非金屬材質不會產生微量金屬元素．本品不會妨礙各類視像照影，如：X光、核磁共振攝影、電腦斷層．	"本品為可吸收性的材質,材質及製程技術員有專利．屬非金屬材質不會產生金屬離子，可為人體吸收代謝．不會妨礙各類視像照影，如X光、電腦斷層、磁振造影。"	9500	FBZ017032007	手術後護理有助於傷口的痊癒．使用額外的固定方式(如：適當的管型支架支撐)有助於骨頭的痊癒．留意骨折處．避免使力或碰撞以免再次受到傷害致手術失敗．本品適用於固定功能，但不適用於替代健康骨頭或用於有支撐壓力的部位．
2015	盈力恩4洞骨板 1.5MM CPS 4 HOLE PLATE AS:INION PLT-1005	1.5MM CPS 4 HOLE PLATE AS:INION PLT-1005	"屬可吸收性的骨板骨釘,材質及製程技術員專利"	術後感染會導致手術失敗、外科創傷可能會造成神經血管的損傷．植入物可能會造成發炎或過敏反應或提高併發症的風險．在無菌環境中可能會發生局部液體蓄積或異物反應．若有上述現象請速回診就醫．	生物可吸收性材質，可被人體代謝成水及二氧化碳排出體外．代謝時間約２－４年．非金屬材質不會產生微量金屬元素．本品不會妨礙各類視像照影，如：X光、核磁共振攝影、電腦斷層．	與健保可吸收材質比較，本品的材質及製程技術員有專利．本品的強度及延展性佳．與金屬材質比較：本品為無菌非膠原非熱原之可吸收性植入物．本品不會產生金屬離子，不會妨礙各類像造影，如X光、電腦斷層、磁振造影．	7620	FFZ010181009	術後護理有助於傷口的痊癒．留意骨折處．避免使力或碰撞以免再次受到傷害致手術失敗．
2016	盈力恩左L型7洞骨板 1.5MM CPS L-PLATE LEFT 7 HOLE AS:INION PLT-1010	1.5MM CPS L-PLATE LEFT 7 HOLE AS:INION PLT-1010	"屬可吸收性的骨板骨釘,材質及製程技術員專利"	術後感染會導致手術失敗、外科創傷可能會造成神經血管的損傷．植入物可能會造成發炎或過敏反應或提高併發症的風險．在無菌環境中可能會發生局部液體蓄積或異物反應．若有上述現象請速回診就醫．	生物可吸收性材質，可被人體代謝成水及二氧化碳排出體外．代謝時間約２－４年．非金屬材質不會產生微量金屬元素．本品不會妨礙各類視像照影，如：X光、核磁共振攝影、電腦斷層．	與健保可吸收材質比較，本品的材質及製程技術員有專利．本品的強度及延展性佳．與金屬材質比較：本品為無菌非膠原非熱原之可吸收性植入物．本品不會產生金屬離子，不會妨礙各類像造影，如X光、電腦斷層、磁振造影．	12170	FFZ010181017	術後護理有助於傷口的痊癒．留意骨折處．避免使力或碰撞以免再次受到傷害致手術失敗．
2017	盈力恩20洞骨板 1.5MM CPS 20 HOLE PLATE AS:INION PLT-1007	1.5MM CPS 20 HOLE PLATE AS:INION PLT-1007	"屬可吸收性的骨板骨釘,材質及製程技術員專利"	術後感染會導致手術失敗、外科創傷可能會造成神經血管的損傷．植入物可能會造成發炎或過敏反應或提高併發症的風險．在無菌環境中可能會發生局部液體蓄積或異物反應．若有上述現象請速回診就醫．	生物可吸收性材質，可被人體代謝成水及二氧化碳排出體外．代謝時間約２－４年．非金屬材質不會產生微量金屬元素．本品不會妨礙各類視像照影，如：X光、核磁共振攝影、電腦斷層．	與健保可吸收材質比較，本品的材質及製程技術員有專利．本品的強度及延展性佳．與金屬材質比較：本品為無菌非膠原非熱原之可吸收性植入物．本品不會產生金屬離子，不會妨礙各類像造影，如X光、電腦斷層、磁振造影．	16090	FFZ010181013	術後護理有助於傷口的痊癒．留意骨折處．避免使力或碰撞以免再次受到傷害致手術失敗．
2018	盈力恩C型7洞骨板 1.5MM CPS C-PLATE 7 HOLE AS:INION PLT-1008	1.5MM CPS C-PLATE 7 HOLE AS:INION PLT-1008	"屬可吸收性的骨板骨釘,材質及製程技術員專利"	術後感染會導致手術失敗、外科創傷可能會造成神經血管的損傷．植入物可能會造成發炎或過敏反應或提高併發症的風險．在無菌環境中可能會發生局部液體蓄積或異物反應．若有上述現象請速回診就醫．	生物可吸收性材質，可被人體代謝成水及二氧化碳排出體外．代謝時間約２－４年．非金屬材質不會產生微量金屬元素．本品不會妨礙各類視像照影，如：X光、核磁共振攝影、電腦斷層．	與健保可吸收材質比較，本品的材質及製程技術員有專利．本品的強度及延展性佳．與金屬材質比較：本品為無菌非膠原非熱原之可吸收性植入物．本品不會產生金屬離子，不會妨礙各類像造影，如X光、電腦斷層、磁振造影．	13050	FFZ010181014	術後護理有助於傷口的痊癒．留意骨折處．避免使力或碰撞以免再次受到傷害致手術失敗．
2019	盈力恩10洞骨釘 2.0MM CPS 10 HOLE PLATE AS:INION PLT-1016	2.0MM CPS 10 HOLE PLATE AS:INION PLT-1016	"屬可吸收性的骨板骨釘,材質及製程技術員專利"	術後感染會導致手術失敗、外科創傷可能會造成神經血管的損傷．植入物可能會造成發炎或過敏反應或提高併發症的風險．在無菌環境中可能會發生局部液體蓄積或異物反應．若有上述現象請速回診就醫．	生物可吸收性材質，可被人體代謝成水及二氧化碳排出體外．代謝時間約２－４年．非金屬材質不會產生微量金屬元素．本品不會妨礙各類視像照影，如：X光、核磁共振攝影、電腦斷層．	與健保可吸收材質比較，本品的材質及製程技術員有專利．本品的強度及延展性佳．與金屬材質比較：本品為無菌非膠原非熱原之可吸收性植入物．本品不會產生金屬離子，不會妨礙各類像造影，如X光、電腦斷層、磁振造影．	13700	FFZ010181012	術後護理有助於傷口的痊癒．留意骨折處．避免使力或碰撞以免再次受到傷害致手術失敗．
2020	盈力恩圓洞型骨板 1.5MM CPS BURR HOLE PLATE AS:INION PLT-1011	1.5MM CPS BURR HOLE PLATE AS:INION PLT-1011	"屬可吸收性的骨板骨釘,材質及製程技術員專利"	術後感染會導致手術失敗、外科創傷可能會造成神經血管的損傷．植入物可能會造成發炎或過敏反應或提高併發症的風險．在無菌環境中可能會發生局部液體蓄積或異物反應．若有上述現象請速回診就醫．	生物可吸收性材質，可被人體代謝成水及二氧化碳排出體外．代謝時間約２－４年．非金屬材質不會產生微量金屬元素．本品不會妨礙各類視像照影，如：X光、核磁共振攝影、電腦斷層．	與健保可吸收材質比較，本品的材質及製程技術員有專利．本品的強度及延展性佳．與金屬材質比較：本品為無菌非膠原非熱原之可吸收性植入物．本品不會產生金屬離子，不會妨礙各類像造影，如X光、電腦斷層、磁振造影．	12170	FFZ010181018	術後護理有助於傷口的痊癒．留意骨折處．避免使力或碰撞以免再次受到傷害致手術失敗．
2021	盈力恩4洞骨釘 2.0MM CPS 4 HOLE PLATE AS:INION PLT-1013	2.0MM CPS 4 HOLE PLATE AS:INION PLT-1013	"屬可吸收性的骨板骨釘,材質及製程技術員專利"	術後感染會導致手術失敗、外科創傷可能會造成神經血管的損傷．植入物可能會造成發炎或過敏反應或提高併發症的風險．在無菌環境中可能會發生局部液體蓄積或異物反應．若有上述現象請速回診就醫．	生物可吸收性材質，可被人體代謝成水及二氧化碳排出體外．代謝時間約２－４年．非金屬材質不會產生微量金屬元素．本品不會妨礙各類視像照影，如：X光、核磁共振攝影、電腦斷層．	與健保可吸收材質比較，本品的材質及製程技術員有專利．本品的強度及延展性佳．與金屬材質比較：本品為無菌非膠原非熱原之可吸收性植入物．本品不會產生金屬離子，不會妨礙各類像造影，如X光、電腦斷層、磁振造影．	6970	FFZ010181009	術後護理有助於傷口的痊癒．留意骨折處．避免使力或碰撞以免再次受到傷害致手術失敗．
2022	盈力恩7X7洞網狀骨釘 2.0MM CPS MESH PLATE 7X7 HOLE AS:INION PLT-1032	2.0MM CPS MESH PLATE 7X7 HOLE AS:INION PLT-1032	"屬可吸收性的骨板骨釘,材質及製程技術員專利"	術後感染會導致手術失敗、外科創傷可能會造成神經血管的損傷．植入物可能會造成發炎或過敏反應或提高併發症的風險．在無菌環境中可能會發生局部液體蓄積或異物反應．若有上述現象請速回診就醫．	生物可吸收性材質，可被人體代謝成水及二氧化碳排出體外．代謝時間約２－４年．非金屬材質不會產生微量金屬元素．本品不會妨礙各類視像照影，如：X光、核磁共振攝影、電腦斷層．	與健保可吸收材質比較，本品的材質及製程技術員有專利．本品的強度及延展性佳．與金屬材質比較：本品為無菌非膠原非熱原之可吸收性植入物．本品不會產生金屬離子，不會妨礙各類像造影，如X光、電腦斷層、磁振造影．	65920	FFZ010181019	術後護理有助於傷口的痊癒．留意骨折處．避免使力或碰撞以免再次受到傷害致手術失敗．
2023	盈力恩4洞骨板 2.5MM CPS 4 HOLE PLATE AS:INION PLT-1023	2.5MM CPS 4 HOLE PLATE AS:INION PLT-1023	"屬可吸收性的骨板骨釘,材質及製程技術員專利"	術後感染會導致手術失敗、外科創傷可能會造成神經血管的損傷．植入物可能會造成發炎或過敏反應或提高併發症的風險．在無菌環境中可能會發生局部液體蓄積或異物反應．若有上述現象請速回診就醫．	生物可吸收性材質，可被人體代謝成水及二氧化碳排出體外．代謝時間約２－４年．非金屬材質不會產生微量金屬元素．本品不會妨礙各類視像照影，如：X光、核磁共振攝影、電腦斷層．	與健保可吸收材質比較，本品的材質及製程技術員有專利．本品的強度及延展性佳．與金屬材質比較：本品為無菌非膠原非熱原之可吸收性植入物．本品不會產生金屬離子，不會妨礙各類像造影，如X光、電腦斷層、磁振造影．	5450	FFZ010181009	術後護理有助於傷口的痊癒．留意骨折處．避免使力或碰撞以免再次受到傷害致手術失敗．
2024	盈力恩6洞加長型骨板 2.5MM CPS 6 HOLE PLATE EXTENDED AS:INION PLT-1026	2.5MM CPS 6 HOLE PLATE EXTENDED AS:INION PLT-1026	"屬可吸收性的骨板骨釘,材質及製程技術員專利"	術後感染會導致手術失敗、外科創傷可能會造成神經血管的損傷．植入物可能會造成發炎或過敏反應或提高併發症的風險．在無菌環境中可能會發生局部液體蓄積或異物反應．若有上述現象請速回診就醫．	生物可吸收性材質，可被人體代謝成水及二氧化碳排出體外．代謝時間約２－４年．非金屬材質不會產生微量金屬元素．本品不會妨礙各類視像照影，如：X光、核磁共振攝影、電腦斷層．	與健保可吸收材質比較，本品的材質及製程技術員有專利．本品的強度及延展性佳．與金屬材質比較：本品為無菌非膠原非熱原之可吸收性植入物．本品不會產生金屬離子，不會妨礙各類像造影，如X光、電腦斷層、磁振造影．	7180	FFZ010181010	術後護理有助於傷口的痊癒．留意骨折處．避免使力或碰撞以免再次受到傷害致手術失敗．
2025	盈力恩6洞骨釘(頷骨矯正術) 2.0MM CPS 6 HOLE PLATE (ORTHOGNATHIC) AS:INION PLT-1038	2.0MM CPS 6 HOLE PLATE (ORTHOGNATHIC) AS:INION PLT-1038	"屬可吸收性的骨板骨釘,材質及製程技術員專利"	術後感染會導致手術失敗、外科創傷可能會造成神經血管的損傷．植入物可能會造成發炎或過敏反應或提高併發症的風險．在無菌環境中可能會發生局部液體蓄積或異物反應．若有上述現象請速回診就醫．	生物可吸收性材質，可被人體代謝成水及二氧化碳排出體外．代謝時間約２－４年．非金屬材質不會產生微量金屬元素．本品不會妨礙各類視像照影，如：X光、核磁共振攝影、電腦斷層．	與健保可吸收材質比較，本品的材質及製程技術員有專利．本品的強度及延展性佳．與金屬材質比較：本品為無菌非膠原非熱原之可吸收性植入物．本品不會產生金屬離子，不會妨礙各類像造影，如X光、電腦斷層、磁振造影．	7620	FFZ010181010	術後護理有助於傷口的痊癒．留意骨折處．避免使力或碰撞以免再次受到傷害致手術失敗．
2026	必易人工聽小骨 BIG EASY PISTON RIGHT EAR OFFSET PLATINUM AND TITANIUM 0.5X1.25X4.75MM AS:MEDTRONIC 1156622	BIG EASY PISTON RIGHT EAR OFFSET PLATINUM AND TITANIUM 0.5X1.25X4.75MM AS:MEDTRONIC 1156622	本產品適用於耳硬化、慢性中耳疾病、先天性鐙骨硬化等疾病．必易人工聽小骨，可以手術方式植入中耳作為鐙骨替代之用，協助聲音能量.由鼓膜轉送到耳蝸的卵形窗．聲音能量轉換的機制是由與中耳天然聽小骨.相似的人工聽小骨來進行．	中耳手術範圍包括脆弱的顱骨，而且內耳結構會因為手術而有受傷或感染的危險．耳朵在術中或術後可能會產生無法修復的結構性傷害，引發無法治療之部分或失聰等合併症．	必易人工聽小骨有許多不同大小，可以模仿中耳骨骼，滿足病人個別需求以及重建部份聽小骨鏈的功能性手術時的需求．必易人工聽小骨採用許多不同的生物相容性材質，包括白金、鈦（ASTM F67、F136）．相較於傳統產品，其聲音傳導性更佳、手術操作更容易、更安全．	傳統人工聽小骨規格選擇有限，無法針對病患個別需求．Loop寬度較短，提升手術操作難度；無深度標記設計，降低手術精確度．必易人工聽小骨除了易操作，手術成功率較高，傳導率更佳．	14600	FEP0511566M4	有一些狀況下不可選擇人工聽小骨來重建聽覺傳導喪失，包括：1.可能導致植入物移位的中耳感染，2.可以非侵入性方式來重建、3.欲進行手術的是聽力較佳的一耳，或甚至是唯一可以聽見的一耳，因此在此種情況下，有聽力降低或是完全失聰的危險．

2027	必易人工聽小骨 BIG EASY PISTON RIGHT EAR OFFSET PLATINUM AND TITANIUM 0.5X1.25X5.00MM AS:MEDTRONIC 1156623	BIG EASY PISTON RIGHT EAR OFFSET PLATINUM AND TITANIUM 0.5X1.25X5.00MM AS:MEDTRONIC 1156623	本產品適用於耳硬化、慢性中耳疾病、先天性鐙骨硬化等疾病，必易人工聽小骨，可以手術方式植入中耳作為鐙骨替代之用，協助聲音能量,由鼓膜轉送到耳蝸的卵形窗。聲音能量轉換的機制是由與中耳天然聽小骨,相似的人工聽小骨來進行。	中耳手術範圍包括脆弱的顱骨，而且內耳結構會因為手術而有受傷或感染的危險，耳朵在術中或術後可能會產生無法修復的結構性傷害，引發無法治療之部分或失聽等合併症。	必易人工聽小骨有許多不同大小，可以模仿中耳骨骼，滿足病人個別需求以及重建部份聽小骨鏈的功能性手術時的需求。必易人工聽小骨採用許多不同的生物相容性材質，包括白金，鈦（ASTM F67，F136）。相較於傳統產品，其聲音傳導性更佳、手術操作更容易，更安全。	傳統人工聽小骨規格選擇有限，無法針對病患個別需求。Loop寬度較短，提升手術操作難度；無深度標記設計，降低手術精確度。必易人工聽小骨除了易操作，手術成功率較高，傳導率更佳。	14600	FEP0511566M4	有一些狀況下不可選擇人工聽小骨來重建聽覺傳導喪失，包括：1.可能導致植入物移位的中耳感染、2.可以非侵入性方式來重建、3.欲進行手術的是聽力較佳的一耳，或甚至是唯一可以聽見的一耳，因此在此種情況下，有聽力降低或是完全失聰的危險。
2028	必易人工聽小骨 BIG EASY PISTON LEFT EAR OFFSET PLATINUM AND TITANIUM 0.5X1.25X5.00MM AS:MEDTRONIC 1156613	BIG EASY PISTON LEFT EAR OFFSET PLATINUM AND TITANIUM 0.5X1.25X5.00MM AS:MEDTRONIC 1156613	本產品適用於耳硬化、慢性中耳疾病、先天性鐙骨硬化等疾病，必易人工聽小骨，可以手術方式植入中耳作為鐙骨替代之用，協助聲音能量,由鼓膜轉送到耳蝸的卵形窗。聲音能量轉換的機制是由與中耳天然聽小骨,相似的人工聽小骨來進行。	中耳手術範圍包括脆弱的顱骨，而且內耳結構會因為手術而有受傷或感染的危險，耳朵在術中或術後可能會產生無法修復的結構性傷害，引發無法治療之部分或失聽等合併症。	必易人工聽小骨有許多不同大小，可以模仿中耳骨骼，滿足病人個別需求以及重建部份聽小骨鏈的功能性手術時的需求。必易人工聽小骨採用許多不同的生物相容性材質，包括白金，鈦（ASTM F67，F136）。相較於傳統產品，其聲音傳導性更佳、手術操作更容易，更安全。	傳統人工聽小骨規格選擇有限，無法針對病患個別需求。Loop寬度較短，提升手術操作難度；無深度標記設計，降低手術精確度。必易人工聽小骨除了易操作，手術成功率較高，傳導率更佳。	14600	FEP0511566M4	有一些狀況下不可選擇人工聽小骨來重建聽覺傳導喪失，包括：1.可能導致植入物移位的中耳感染、2.可以非侵入性方式來重建、3.欲進行手術的是聽力較佳的一耳，或甚至是唯一可以聽見的一耳，因此在此種情況下，有聽力降低或是完全失聰的危險。
2029	必易人工聽小骨 BIG EASY PISTON RIGHT EAR OFFSET PLATINUM AND TITANIUM 0.5X1.25X4.50MM AS:MEDTRONIC 1156621	BIG EASY PISTON RIGHT EAR OFFSET PLATINUM AND TITANIUM 0.5X1.25X4.50MM AS:MEDTRONIC 1156621	本產品適用於耳硬化、慢性中耳疾病、先天性鐙骨硬化等疾病，必易人工聽小骨，可以手術方式植入中耳作為鐙骨替代之用，協助聲音能量,由鼓膜轉送到耳蝸的卵形窗。聲音能量轉換的機制是由與中耳天然聽小骨,相似的人工聽小骨來進行。	中耳手術範圍包括脆弱的顱骨，而且內耳結構會因為手術而有受傷或感染的危險，耳朵在術中或術後可能會產生無法修復的結構性傷害，引發無法治療之部分或失聽等合併症。	必易人工聽小骨有許多不同大小，可以模仿中耳骨骼，滿足病人個別需求以及重建部份聽小骨鏈的功能性手術時的需求。必易人工聽小骨採用許多不同的生物相容性材質，包括白金，鈦（ASTM F67，F136）。相較於傳統產品，其聲音傳導性更佳、手術操作更容易，更安全。	傳統人工聽小骨規格選擇有限，無法針對病患個別需求。Loop寬度較短，提升手術操作難度；無深度標記設計，降低手術精確度。必易人工聽小骨除了易操作，手術成功率較高，傳導率更佳。	14600	FEP0511566M4	有一些狀況下不可選擇人工聽小骨來重建聽覺傳導喪失，包括：1.可能導致植入物移位的中耳感染、2.可以非侵入性方式來重建、3.欲進行手術的是聽力較佳的一耳，或甚至是唯一可以聽見的一耳，因此在此種情況下，有聽力降低或是完全失聰的危險。
2030	必易人工聽小骨 BIG EASY PISTON LEFT EAR OFFSET PLATINUM AND TITANIUM 0.5X1.25X4.50MM AS:MEDTRONIC 1156611	BIG EASY PISTON LEFT EAR OFFSET PLATINUM AND TITANIUM 0.5X1.25X4.50MM AS:MEDTRONIC 1156611	本產品適用於耳硬化、慢性中耳疾病、先天性鐙骨硬化等疾病，必易人工聽小骨，可以手術方式植入中耳作為鐙骨替代之用，協助聲音能量,由鼓膜轉送到耳蝸的卵形窗。聲音能量轉換的機制是由與中耳天然聽小骨,相似的人工聽小骨來進行。	中耳手術範圍包括脆弱的顱骨，而且內耳結構會因為手術而有受傷或感染的危險，耳朵在術中或術後可能會產生無法修復的結構性傷害，引發無法治療之部分或失聽等合併症。	必易人工聽小骨有許多不同大小，可以模仿中耳骨骼，滿足病人個別需求以及重建部份聽小骨鏈的功能性手術時的需求。必易人工聽小骨採用許多不同的生物相容性材質，包括白金，鈦（ASTM F67，F136）。相較於傳統產品，其聲音傳導性更佳、手術操作更容易，更安全。	傳統人工聽小骨規格選擇有限，無法針對病患個別需求。Loop寬度較短，提升手術操作難度；無深度標記設計，降低手術精確度。必易人工聽小骨除了易操作，手術成功率較高，傳導率更佳。	14600	FEP0511566M4	有一些狀況下不可選擇人工聽小骨來重建聽覺傳導喪失，包括：1.可能導致植入物移位的中耳感染、2.可以非侵入性方式來重建、3.欲進行手術的是聽力較佳的一耳，或甚至是唯一可以聽見的一耳，因此在此種情況下，有聽力降低或是完全失聰的危險。
2031	必易人工聽小骨 BIG EASY PISTON LEFT EAR OFFSET PLATINUM AND TITANIUM 0.5X1.25X4.75MM AS:MEDTRONIC 1156612	BIG EASY PISTON LEFT EAR OFFSET PLATINUM AND TITANIUM 0.5X1.25X4.75MM AS:MEDTRONIC 1156612	本產品適用於耳硬化、慢性中耳疾病、先天性鐙骨硬化等疾病，必易人工聽小骨，可以手術方式植入中耳作為鐙骨替代之用，協助聲音能量,由鼓膜轉送到耳蝸的卵形窗。聲音能量轉換的機制是由與中耳天然聽小骨,相似的人工聽小骨來進行。	中耳手術範圍包括脆弱的顱骨，而且內耳結構會因為手術而有受傷或感染的危險，耳朵在術中或術後可能會產生無法修復的結構性傷害，引發無法治療之部分或失聽等合併症。	必易人工聽小骨有許多不同大小，可以模仿中耳骨骼，滿足病人個別需求以及重建部份聽小骨鏈的功能性手術時的需求。必易人工聽小骨採用許多不同的生物相容性材質，包括白金，鈦（ASTM F67，F136）。相較於傳統產品，其聲音傳導性更佳、手術操作更容易，更安全。	傳統人工聽小骨規格選擇有限，無法針對病患個別需求。Loop寬度較短，提升手術操作難度；無深度標記設計，降低手術精確度。必易人工聽小骨除了易操作，手術成功率較高，傳導率更佳。	14600	FEP0511566M4	有一些狀況下不可選擇人工聽小骨來重建聽覺傳導喪失，包括：1.可能導致植入物移位的中耳感染、2.可以非侵入性方式來重建、3.欲進行手術的是聽力較佳的一耳，或甚至是唯一可以聽見的一耳，因此在此種情況下，有聽力降低或是完全失聰的危險。
2032	必易人工聽小骨 BIG EASY PISTON STRAIGHT PLATINUM AND TITANIUM 0.5X1.25X4.50MM AS:MEDTRONIC 1156603	BIG EASY PISTON STRAIGHT PLATINUM AND TITANIUM 0.5X1.25X4.50MM AS:MEDTRONIC 1156603	本產品適用於耳硬化、慢性中耳疾病、先天性鐙骨硬化等疾病，必易人工聽小骨，可以手術方式植入中耳作為鐙骨替代之用，協助聲音能量,由鼓膜轉送到耳蝸的卵形窗。聲音能量轉換的機制是由與中耳天然聽小骨,相似的人工聽小骨來進行。	中耳手術範圍包括脆弱的顱骨，而且內耳結構會因為手術而有受傷或感染的危險，耳朵在術中或術後可能會產生無法修復的結構性傷害，引發無法治療之部分或失聽等合併症。	必易人工聽小骨有許多不同大小，可以模仿中耳骨骼，滿足病人個別需求以及重建部份聽小骨鏈的功能性手術時的需求。必易人工聽小骨採用許多不同的生物相容性材質，包括白金，鈦（ASTM F67，F136）。相較於傳統產品，其聲音傳導性更佳、手術操作更容易，更安全。	傳統人工聽小骨規格選擇有限，無法針對病患個別需求。Loop寬度較短，提升手術操作難度；無深度標記設計，降低手術精確度。必易人工聽小骨除了易操作，手術成功率較高，傳導率更佳。	14600	FEP0511566M4	有一些狀況下不可選擇人工聽小骨來重建聽覺傳導喪失，包括：1.可能導致植入物移位的中耳感染、2.可以非侵入性方式來重建、3.欲進行手術的是聽力較佳的一耳，或甚至是唯一可以聽見的一耳，因此在此種情況下，有聽力降低或是完全失聰的危險。
2033	必易人工聽小骨 BIG EASY PISTON STRAIGHT PLATINUM AND TITANIUM 0.5X1.25X4.75MM AS:MEDTRONIC 1156604	BIG EASY PISTON STRAIGHT PLATINUM AND TITANIUM 0.5X1.25X4.75MM AS:MEDTRONIC 1156604	本產品適用於耳硬化、慢性中耳疾病、先天性鐙骨硬化等疾病，必易人工聽小骨，可以手術方式植入中耳作為鐙骨替代之用，協助聲音能量,由鼓膜轉送到耳蝸的卵形窗。聲音能量轉換的機制是由與中耳天然聽小骨,相似的人工聽小骨來進行。	中耳手術範圍包括脆弱的顱骨，而且內耳結構會因為手術而有受傷或感染的危險，耳朵在術中或術後可能會產生無法修復的結構性傷害，引發無法治療之部分或失聽等合併症。	必易人工聽小骨有許多不同大小，可以模仿中耳骨骼，滿足病人個別需求以及重建部份聽小骨鏈的功能性手術時的需求。必易人工聽小骨採用許多不同的生物相容性材質，包括白金，鈦（ASTM F67，F136）。相較於傳統產品，其聲音傳導性更佳、手術操作更容易，更安全。	傳統人工聽小骨規格選擇有限，無法針對病患個別需求。Loop寬度較短，提升手術操作難度；無深度標記設計，降低手術精確度。必易人工聽小骨除了易操作，手術成功率較高，傳導率更佳。	14600	FEP0511566M4	有一些狀況下不可選擇人工聽小骨來重建聽覺傳導喪失，包括：1.可能導致植入物移位的中耳感染、2.可以非侵入性方式來重建、3.欲進行手術的是聽力較佳的一耳，或甚至是唯一可以聽見的一耳，因此在此種情況下，有聽力降低或是完全失聰的危險。
2034	必易人工聽小骨 BIG EASY PISTON STRAIGHT PLATINUM AND TITANIUM 0.5X1.25X4.00MM AS:MEDTRONIC 1156601	BIG EASY PISTON STRAIGHT PLATINUM AND TITANIUM 0.5X1.25X4.00MM AS:MEDTRONIC 1156601	本產品適用於耳硬化、慢性中耳疾病、先天性鐙骨硬化等疾病，必易人工聽小骨，可以手術方式植入中耳作為鐙骨替代之用，協助聲音能量,由鼓膜轉送到耳蝸的卵形窗。聲音能量轉換的機制是由與中耳天然聽小骨,相似的人工聽小骨來進行。	中耳手術範圍包括脆弱的顱骨，而且內耳結構會因為手術而有受傷或感染的危險，耳朵在術中或術後可能會產生無法修復的結構性傷害，引發無法治療之部分或失聽等合併症。	必易人工聽小骨有許多不同大小，可以模仿中耳骨骼，滿足病人個別需求以及重建部份聽小骨鏈的功能性手術時的需求。必易人工聽小骨採用許多不同的生物相容性材質，包括白金，鈦（ASTM F67，F136）。相較於傳統產品，其聲音傳導性更佳、手術操作更容易，更安全。	傳統人工聽小骨規格選擇有限，無法針對病患個別需求。Loop寬度較短，提升手術操作難度；無深度標記設計，降低手術精確度。必易人工聽小骨除了易操作，手術成功率較高，傳導率更佳。	14600	FEP0511566M4	有一些狀況下不可選擇人工聽小骨來重建聽覺傳導喪失，包括：1.可能導致植入物移位的中耳感染、2.可以非侵入性方式來重建、3.欲進行手術的是聽力較佳的一耳，或甚至是唯一可以聽見的一耳，因此在此種情況下，有聽力降低或是完全失聰的危險。
2035	必易人工聽小骨 BIG EASY PISTON STRAIGHT PLATINUM AND TITANIUM 0.5X1.25X4.25MM AS:MEDTRONIC 1156602	BIG EASY PISTON STRAIGHT PLATINUM AND TITANIUM 0.5X1.25X4.25MM AS:MEDTRONIC 1156602	本產品適用於耳硬化、慢性中耳疾病、先天性鐙骨硬化等疾病，必易人工聽小骨，可以手術方式植入中耳作為鐙骨替代之用，協助聲音能量,由鼓膜轉送到耳蝸的卵形窗。聲音能量轉換的機制是由與中耳天然聽小骨,相似的人工聽小骨來進行。	中耳手術範圍包括脆弱的顱骨，而且內耳結構會因為手術而有受傷或感染的危險，耳朵在術中或術後可能會產生無法修復的結構性傷害，引發無法治療之部分或失聽等合併症。	必易人工聽小骨有許多不同大小，可以模仿中耳骨骼，滿足病人個別需求以及重建部份聽小骨鏈的功能性手術時的需求。必易人工聽小骨採用許多不同的生物相容性材質，包括白金，鈦（ASTM F67，F136）。相較於傳統產品，其聲音傳導性更佳、手術操作更容易，更安全。	傳統人工聽小骨規格選擇有限，無法針對病患個別需求。Loop寬度較短，提升手術操作難度；無深度標記設計，降低手術精確度。必易人工聽小骨除了易操作，手術成功率較高，傳導率更佳。	14600	FEP0511566M4	有一些狀況下不可選擇人工聽小骨來重建聽覺傳導喪失，包括：1.可能導致植入物移位的中耳感染、2.可以非侵入性方式來重建、3.欲進行手術的是聽力較佳的一耳，或甚至是唯一可以聽見的一耳，因此在此種情況下，有聽力降低或是完全失聰的危險。
2036	超長鑽石彎型鑽頭 直徑1MM EAR NOS AND THROAD BUR 1MM CURVED FLUTED DIAMOND 115MM AS:MEDTRONIC 311910115E	EAR NOS AND THROAD BUR 1MM CURVED FLUTED DIAMOND 115MM AS:MEDTRONIC 311910115E	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術。及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭。此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術。及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	無	12000	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2037	超長鑽石彎型鑽頭 直徑2MM EAR NOS AND THROAD BUR 2MM CURVED FLUTED DIAMOND 115MM AS:MEDTRONIC 311920115E	EAR NOS AND THROAD BUR 2MM CURVED FLUTED DIAMOND 115MM AS:MEDTRONIC 311920115E	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術。及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭。此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術。及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	無	12000	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2038	超長鑽石彎型鑽頭 直徑3MM EAR NOS AND THROAD BUR 3MM CURVED FLUTED DIAMOND 115MM AS:MEDTRONIC 311930115E	EAR NOS AND THROAD BUR 3MM CURVED FLUTED DIAMOND 115MM AS:MEDTRONIC 311930115E	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術。及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭。此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術。及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	無	12000	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。

2039	超長鑽石彎型鑽頭 直徑4MM EAR NOS AND THROAD BUR 4MM CURVED FLUTED DIAMOND 115MM AS:MEDTRONIC 311940115E	EAR NOS AND THROAD BUR 4MM CURVED FLUTED DIAMOND 115MM AS:MEDTRONIC 311940115E	此器材用於乳突手術、前顏竇手術及顏面神經手術。及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭。此器材用於乳突手術、前顏竇手術及顏面神經手術。及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	12000	FEX004229001	術前須經過醫師議慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師議慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2040	斜鋸齒刀柄 XPS TRICUT BLADE 4.0MM AS:XOMED 18-84004	XPS TRICUT BLADE 4.0MM AS:XOMED 18-84004	以內視鏡鼻竇手術治療1.慢性鼻竇炎 2.鼻竇炎之併發症 3.鼻息肉 4.鼻腔或鼻竇腫瘤 5.鼻竇異物 6.鼻竇其他病變。	無	以內視鏡鼻竇手術治療1.慢性鼻竇炎 2.鼻竇炎之併發症 3.鼻息肉 4.鼻腔或鼻竇腫瘤 5.鼻竇異物 6.鼻竇其他病變。	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短37%的手術時間，快速完成手術。	5500	FEY004229001	無
2041	尖平鋸齒刀柄 4．0mm	XPS SILVER BULLET BLADE 4.0MM AS:XOMED 18-84005	以內視鏡鼻竇手術治療1.慢性鼻竇炎 2.鼻竇炎之併發症 3.鼻息肉 4.鼻腔或鼻竇腫瘤 5.鼻竇異物 6.鼻竇其他病變。	無	以內視鏡鼻竇手術治療1.慢性鼻竇炎 2.鼻竇炎之併發症 3.鼻息肉 4.鼻腔或鼻竇腫瘤 5.鼻竇異物 6.鼻竇其他病變。	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短37%的手術時間，快速完成手術。	5500	FEY004229002	無
2042	鋸齒聲帶刀柄 XPS TRICUT ANGLE-TIP SUBGLOTTIC BLADE 4.0MM AS:XOMED 18-84031	XPS TRICUT ANGLE-TIP SUBGLOTTIC BLADE 4.0MM AS:XOMED 18-84031	氣管狹窄；腫瘤細胞移除，或其他喉部組織切除	無	本產品是使用於喉部手術，利用聲帶刀柄可精準切割軟組織，並同時抽吸息肉，不需拉扯，對組織損傷小，相較於傳統器械以割開、扯斷組織對喉部組織傷害大，利用鋸齒聲帶刀柄可使手術時間縮短、流血量少，微創故復原快，且降低復發機率。	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短37%的手術時間，快速完成手術。	8500	FEY004229002	無
2043	超長切割彎型鑽頭 直徑4MM EAR NOS AND THROAD BUR 4MM CURVED FLUTED DIAMOND 115MM AS:MEDTRONIC 311740115E	EAR NOS AND THROAD BUR 4MM CURVED FLUTED DIAMOND 115MM AS:MEDTRONIC 311740115E	此器材用於乳突手術、前顏竇手術及顏面神經手術。及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭。此器材用於乳突手術、前顏竇手術及顏面神經手術。及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	12000	FEX004229001	術前須經過醫師議慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師議慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2044	鋸齒刀柄 2．9MM	XPS SERRATED BLADE 2.9MM AS:XOMED 18-82902	以內視鏡鼻竇手術治療1.慢性鼻竇炎 2.鼻竇炎之併發症 3.鼻息肉 4.鼻腔或鼻竇腫瘤 5.鼻竇異物 6.鼻竇其他病變。	無	以內視鏡鼻竇手術治療1.慢性鼻竇炎 2.鼻竇炎之併發症 3.鼻息肉 4.鼻腔或鼻竇腫瘤 5.鼻竇異物 6.鼻竇其他病變。	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短37%的手術時間，快速完成手術。	5500	FEY004229001	無
2045	下鼻甲動力旋轉刀片 2.9MM INFERIOR TURBINATE BLADE WITH IRRIGATIONTUBE 2.9MM 11CM AS：MEDTRONIC 1882940	INFERIOR TURBINATE BLADE WITH IRRIGATIONTUBE 2.9MM 11CM AS：MEDTRONIC 1882940	以內視鏡鼻竇手術治療1.慢性鼻竇炎 2.鼻竇炎之併發症 3.鼻息肉 4.鼻腔或鼻竇腫瘤 5.鼻竇異物 6.鼻竇其他病變。	無	以內視鏡鼻竇手術治療1.慢性鼻竇炎 2.鼻竇炎之併發症 3.鼻息肉 4.鼻腔或鼻竇腫瘤 5.鼻竇異物 6.鼻竇其他病變。	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短37%的手術時間，快速完成手術。	7000	FEY004229001	無
2046	鋸齒刀柄 3．5mm	XPS SERRATED BLADE 3.5MM AS:XOMED 18-83502	以內視鏡鼻竇手術治療1.慢性鼻竇炎 2.鼻竇炎之併發症 3.鼻息肉 4.鼻腔或鼻竇腫瘤 5.鼻竇異物 6.鼻竇其他病變。	無	以內視鏡鼻竇手術治療1.慢性鼻竇炎 2.鼻竇炎之併發症 3.鼻息肉 4.鼻腔或鼻竇腫瘤 5.鼻竇異物 6.鼻竇其他病變。	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短37%的手術時間，快速完成手術。	5500	FEY004229001	無
2047	超長切割彎型鑽頭 直徑1MM EAR NOS AND THROAD BUR 1MM CURVED FLUTED DIAMOND 115MM AS:MEDTRONIC 311710115E	EAR NOS AND THROAD BUR 1MM CURVED FLUTED DIAMOND 115MM AS:MEDTRONIC 311710115E	此器材用於乳突手術、前顏竇手術及顏面神經手術。及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭。此器材用於乳突手術、前顏竇手術及顏面神經手術。及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	12000	FEX004229001	術前須經過醫師議慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師議慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2048	超長切割彎型鑽頭 直徑1.5MM EAR NOS AND THROAD BUR 1.5MM CURVED FLUTED DIAMOND 115MM AS:MEDTRONIC 311715115E	EAR NOS AND THROAD BUR 1.5MM CURVED FLUTED DIAMOND 115MM AS:MEDTRONIC 311715115E	此器材用於乳突手術、前顏竇手術及顏面神經手術。及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭。此器材用於乳突手術、前顏竇手術及顏面神經手術。及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	12000	FEX004229001	術前須經過醫師議慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師議慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2049	超長切割彎型鑽頭 直徑2MM EAR NOS AND THROAD BUR 2MM CURVED FLUTED DIAMOND 115MM AS:MEDTRONIC 311720115E	EAR NOS AND THROAD BUR 2MM CURVED FLUTED DIAMOND 115MM AS:MEDTRONIC 311720115E	此器材用於乳突手術、前顏竇手術及顏面神經手術。及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭。此器材用於乳突手術、前顏竇手術及顏面神經手術。及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	12000	FEX004229001	術前須經過醫師議慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師議慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2050	超長切割彎型鑽頭 直徑3MM EAR NOS AND THROAD BUR 3MM CURVED FLUTED DIAMOND 115MM AS:MEDTRONIC 311730115E	EAR NOS AND THROAD BUR 3MM CURVED FLUTED DIAMOND 115MM AS:MEDTRONIC 311730115E	此器材用於乳突手術、前顏竇手術及顏面神經手術。及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭。此器材用於乳突手術、前顏竇手術及顏面神經手術。及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	12000	FEX004229001	術前須經過醫師議慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師議慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2051	神經探測鑽頭沖水保護套 STIM BUR GUARD WITH IRRIGATION AS:MEDTRONIC 3318601	STIM BUR GUARD WITH IRRIGATION AS:MEDTRONIC 3318601	此器材用於乳突手術、前顏竇手術及顏面神經手術。及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭。此器材用於乳突手術、前顏竇手術及顏面神經手術。及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	12000	FEX004229001	術前須經過醫師議慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師議慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2052	神經探測鑽頭無沖水保護套 STIM BUR GUARD W/O IRRIGATION AS:MEDTRONIC 3318602	STIM BUR GUARD W/O IRRIGATION AS:MEDTRONIC 3318602	此器材用於乳突手術、前顏竇手術及顏面神經手術。及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭。此器材用於乳突手術、前顏竇手術及顏面神經手術。及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	12000	FEX004229001	術前須經過醫師議慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師議慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2053	小關節用低溫氣化棒含接線 ARTHROWAND MICROBLATOR 30 DEG 1.4MM AS:ARTHROCARE AC4050-01	ARTHROWAND MICROBLATOR 30 DEG 1.4MM AS:ARTHROCARE AC4050-01	用關節鏡手術使用	無	可提供關節鏡手術對軟組織低溫氣化，切除，收縮止血效果	無健保品項	18000	TKY016614W01	無
2054	90度肩膝關節用高效能低溫氣化棒 ARTHRO WAND SUPER TURBO VAC 90ICW 90D 3.75MM AS:ARTHROCARE ASC4250-01	ARTHRO WAND SUPER TURBO VAC 90ICW 90D 3.75MM AS:ARTHROCARE ASC4250-01	治療關節鏡與骨科手術之軟組織切除、氣化、熱縮、止血與刺激組織和神經再生。	本產品不適用於沒有使用傳導液的情況。本產品也不適用於裝有心臟起搏器或其他電子植體，卻沒有該心臟起搏器或植體製造商明確指示的病患。關於特定程序的詳細禁忌症清單請參考電燒頭的說明書。控制器不能與中性電極一起使用。	可提供關節鏡手術對軟組織低溫氣化，切除，收縮止血效果	無健保品項	14100	TKY016614W01	需要專科執照醫師使用
2055	30度肩膝關節切割用低溫氣化棒 ARTHRO WAND BISECTOR SABER 30 ICW 30D 3.0MM AS:ARTHROCARE AC4330-01	ARTHRO WAND BISECTOR SABER 30 ICW 30D 3.0MM AS:ARTHROCARE AC4330-01	治療關節鏡與骨科手術之軟組織切除、氣化、熱縮、止血與刺激組織和神經再生。	本產品不適用於沒有使用傳導液的情況。本產品也不適用於裝有心臟起搏器或其他電子植體，卻沒有該心臟起搏器或植體製造商明確指示的病患。關於特定程序的詳細禁忌症清單請參考電燒頭的說明書。控制器不能與中性電極一起使用。	可提供關節鏡手術對軟組織低溫氣化，切除，收縮止血效果	無健保品項	14100	TKY016614W01	需要專科執照醫師使用

2056	中長切割鑽頭 直徑6MM EAR NOS AND THROAD BUR 6MM CUTTING MEDIUM AS:MEDTRONIC 31316058U	EAR NOS AND THROAD BUR 6MM CUTTING MEDIUM AS:MEDTRONIC 31316058U	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	4800	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2057	超長切割鑽頭 直徑6MM EAR NOS AND THROAD BUR 6MM CUTTING LONG AS:MEDTRONIC 31316063U	EAR NOS AND THROAD BUR 6MM CUTTING LONG AS:MEDTRONIC 31316063U	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	4800	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2058	中長鑽頭 直徑7MM EAR NOS AND THROAD BUR 7MM CUTTING MEDIUM AS:MEDTRONIC 31317057U	EAR NOS AND THROAD BUR 7MM CUTTING MEDIUM AS:MEDTRONIC 31317057U	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	4800	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2059	超長切割鑽頭 直徑7MM EAR NOS AND THROAD BUR 7MM CUTTING LONG AS:MEDTRONIC 31317062U	EAR NOS AND THROAD BUR 7MM CUTTING LONG AS:MEDTRONIC 31317062U	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	4800	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2060	中長切割鑽頭 直徑4MM EAR NOS AND THROAD BUR 4MM CUTTING LONG AS:MEDTRONIC 31314068U	EAR NOS AND THROAD BUR 4MM CUTTING LONG AS:MEDTRONIC 31314068U	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	4800	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2061	超長切割鑽頭 直徑4MM EAR NOS AND THROAD BUR 4MM CUTTING X-LONG AS:MEDTRONIC 31314075UE	EAR NOS AND THROAD BUR 4MM CUTTING X-LONG AS:MEDTRONIC 31314075UE	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	4800	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2062	中長切割鑽頭 直徑5MM EAR NOS AND THROAD BUR 5MM CUTTING MEDIUM AS:MEDTRONIC 31315059U	EAR NOS AND THROAD BUR 5MM CUTTING MEDIUM AS:MEDTRONIC 31315059U	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	4800	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2063	超長切割鑽頭 直徑5MM EAR NOS AND THROAD BUR 5MM CUTTING LONG AS:MEDTRONIC 31315066U	EAR NOS AND THROAD BUR 5MM CUTTING LONG AS:MEDTRONIC 31315066U	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	4800	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2064	超長切割鑽頭 直徑3MM EAR NOS AND THROAD BUR 3MM CUTTING X-LONG AS:MEDTRONIC 31313075UE	EAR NOS AND THROAD BUR 3MM CUTTING X-LONG AS:MEDTRONIC 31313075UE	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	4800	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2065	中長切割鑽頭 直徑3.5MM EAR NOS AND THROAD BUR 3.5MM CUTTING LONG AS:MEDTRONIC 31313568U	EAR NOS AND THROAD BUR 3.5MM CUTTING LONG AS:MEDTRONIC 31313568U	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	4800	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2066	中長切割鑽頭 直徑3MM EAR NOS AND THROAD BUR 3MM CUTTING LONG AS:MEDTRONIC 31313069U	EAR NOS AND THROAD BUR 3MM CUTTING LONG AS:MEDTRONIC 31313069U	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	4800	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2067	超長切割鑽頭 直徑3.5MM EAR NOS AND THROAD BUR 3.5MM CUTTING X-LONG AS:MEDTRONIC 31313575UE	EAR NOS AND THROAD BUR 3.5MM CUTTING X-LONG AS:MEDTRONIC 31313575UE	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	4800	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2068	超長切割鑽頭 直徑2MM EAR NOS AND THROAD BUR 2MM CUTTING X-LONG AS:MEDTRONIC 31312075	EAR NOS AND THROAD BUR 2MM CUTTING X-LONG AS:MEDTRONIC 31312075	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	4800	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2069	超長切割鑽頭 直徑2.5MM EAR NOS AND THROAD BUR 2.5MM CUTTING LONG AS:MEDTRONIC 31312569	EAR NOS AND THROAD BUR 2.5MM CUTTING LONG AS:MEDTRONIC 31312569	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	4800	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。

2070	中長切割鑽頭 直徑2MM EAR NOS AND THROAD BUR 2MM CUTTING LONG AS:MEDTRONIC 31312070	EAR NOS AND THROAD BUR 2MM CUTTING LONG AS:MEDTRONIC 31312070	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	無	4800	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2071	超長切割鑽頭 直徑2.5MM EAR NOS AND THROAD BUR 2.5MM CUTTING X-LONG AS:MEDTRONIC 31312575	EAR NOS AND THROAD BUR 2.5MM CUTTING X-LONG AS:MEDTRONIC 31312575	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	無	4800	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2072	超長切割鑽頭 直徑1MM EAR NOS AND THROAD BUR 1MM CUTTING X-LONG AS:MEDTRONIC 31311075	EAR NOS AND THROAD BUR 1MM CUTTING X-LONG AS:MEDTRONIC 31311075	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	無	4800	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2073	中長切割鑽頭 直徑1.5MM EAR NOS AND THROAD BUR 1.5MM CUTTING LONG AS:MEDTRONIC 31311570	EAR NOS AND THROAD BUR 1.5MM CUTTING LONG AS:MEDTRONIC 31311570	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	無	4800	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2074	中長切割鑽頭 直徑1MM EAR NOS AND THROAD BUR 1MM CUTTING LONG AS:MEDTRONIC 31311071	EAR NOS AND THROAD BUR 1MM CUTTING LONG AS:MEDTRONIC 31311071	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	無	4800	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2075	超長切割鑽頭 直徑1.5MM EAR NOS AND THROAD BUR 1.5MM CUTTING X-LONG AS:MEDTRONIC 31311575	EAR NOS AND THROAD BUR 1.5MM CUTTING X-LONG AS:MEDTRONIC 31311575	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	無	4800	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2076	中長鑽石彎型鑽頭 直徑3MM EAR NOS AND THROAD BUR 3MM CURVED FLUTED DIAMOND 90MM AS:MEDTRONIC 31183090E	EAR NOS AND THROAD BUR 3MM CURVED FLUTED DIAMOND 90MM AS:MEDTRONIC 31183090E	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	無	12000	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2077	中長鑽石彎型鑽頭 直徑4MM EAR NOS AND THROAD BUR 4MM CURVED FLUTED DIAMOND 90MM AS:MEDTRONIC 31184090E	EAR NOS AND THROAD BUR 4MM CURVED FLUTED DIAMOND 90MM AS:MEDTRONIC 31184090E	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	無	12000	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2078	30度膏膝關節止血用低溫氣化棒ARTHRO WAND CAPSURE 30 ICW 30D 3.0MMAS:ARTHROCARE AC1830-01	ARTHRO WAND CAPSURE 30 ICW 30D 3.0MMAS:ARTHROCARE AC1830-01	治療關節鏡與骨科手術之軟組織切除、氣化、熱縮、止血與刺激組織和神經再生。	本產品不適用於沒有使用傳導液的情況。本產品也不適用於裝有心臟起搏器或其他電子植體，卻沒有該心臟起搏器或植體製造商明確指示的病患。關於特定程序的詳細禁忌症清單請參考電燒頭的說明書。控制器不能與中性電極一起使用。	可提供關節鏡手術對軟組織低溫氣化，切除，收縮止血效果	無健保品項	14100	TKY016614W01	需要專科執照醫師使用
2079	45度膏膝關節用斜角低溫氣化棒 ARTHRO WAND BEVEL 45 ICW 45D 3.0MM AS:ARTHROCARE AC2430-01	ARTHRO WAND BEVEL 45 ICW 45D 3.0MM AS:ARTHROCARE AC2430-01	治療關節鏡與骨科手術之軟組織切除、氣化、熱縮、止血與刺激組織和神經再生。	本產品不適用於沒有使用傳導液的情況。本產品也不適用於裝有心臟起搏器或其他電子植體，卻沒有該心臟起搏器或植體製造商明確指示的病患。關於特定程序的詳細禁忌症清單請參考電燒頭的說明書。控制器不能與中性電極一起使用。	可提供關節鏡手術對軟組織低溫氣化，切除，收縮止血效果	無健保品項	14100	TKY016614W01	需要專科執照醫師使用
2080	中長切割彎型鑽頭 直徑3MM EAR NOS AND THROAD BUR 3MM CURVED FLUTED DIAMOND 90MM AS:MEDTRONIC 31153090E	EAR NOS AND THROAD BUR 3MM CURVED FLUTED DIAMOND 90MM AS:MEDTRONIC 31153090E	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	無	12000	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2081	中長切割彎型鑽頭 直徑4MM EAR NOS AND THROAD BUR 4MM CURVED FLUTED DIAMOND 90MM AS:MEDTRONIC 31154090E	EAR NOS AND THROAD BUR 4MM CURVED FLUTED DIAMOND 90MM AS:MEDTRONIC 31154090E	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	無	12000	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2082	中長鑽石彎型鑽頭 直徑2MM EAR NOS AND THROAD BUR 2MM CURVED FLUTED DIAMOND 90MM AS:MEDTRONIC 31182090E	EAR NOS AND THROAD BUR 2MM CURVED FLUTED DIAMOND 90MM AS:MEDTRONIC 31182090E	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	無	12000	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2083	中長切割彎型鑽頭 直徑2MM EAR NOS AND THROAD BUR 2MM CURVED FLUTED DIAMOND 90MM AS:MEDTRONIC 31152090E	EAR NOS AND THROAD BUR 2MM CURVED FLUTED DIAMOND 90MM AS:MEDTRONIC 31152090E	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	無	12000	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。

2084	中長鑽石鑽頭 直徑5MM EAR NOS AND THROAD BUR 5MM DIAMOND LONG AS:MEDTRONIC 31135066	EAR NOS AND THROAD BUR 5MM DIAMOND LONG AS:MEDTRONIC 31135066	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	6300	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2085	中長鑽石鑽頭 直徑6MM EAR NOS AND THROAD BUR 6MM DIAMOND MEDIUM AS:MEDTRONIC 31136058	EAR NOS AND THROAD BUR 6MM DIAMOND MEDIUM AS:MEDTRONIC 31136058	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	6300	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2086	超長鑽石鑽頭 直徑6MM EAR NOS AND THROAD BUR 6MM CUTTING LONG AS:MEDTRONIC 31136065	EAR NOS AND THROAD BUR 6MM CUTTING LONG AS:MEDTRONIC 31136065	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	6300	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2087	中長鑽石鑽頭 直徑4MM EAR NOS AND THROAD BUR 4MM DIAMOND LONG AS:MEDTRONIC 31134068	EAR NOS AND THROAD BUR 4MM DIAMOND LONG AS:MEDTRONIC 31134068	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	6300	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2088	中長鑽石鑽頭 直徑2.5MM EAR NOS AND THROAD BUR 2.5MM DIAMOND LONG AS:MEDTRONIC 31132569	EAR NOS AND THROAD BUR 2.5MM DIAMOND LONG AS:MEDTRONIC 31132569	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	6300	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2089	中長鑽石鑽頭 直徑3MM EAR NOS AND THROAD BUR 3MM DIAMOND LONG AS:MEDTRONIC 31133069	EAR NOS AND THROAD BUR 3MM DIAMOND LONG AS:MEDTRONIC 31133069	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	6300	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2090	超長鑽石鑽頭 直徑2MM EAR NOS AND THROAD BUR 2MM DIAMOND LONG AS:MEDTRONIC 31132070	EAR NOS AND THROAD BUR 2MM DIAMOND LONG AS:MEDTRONIC 31132070	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	6300	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2091	中長鑽石鑽頭 直徑3.5MM EAR NOS AND THROAD BUR 3.5MM DIAMOND LONG AS:MEDTRONIC 31133568	EAR NOS AND THROAD BUR 3.5MM DIAMOND LONG AS:MEDTRONIC 31133568	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	6300	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2092	中長鑽石鑽頭 直徑0.5MM EAR NOS AND THROAD BUR 0.5MM DIAMOND LONG AS:MEDTRONIC 31130571	EAR NOS AND THROAD BUR 0.5MM DIAMOND LONG AS:MEDTRONIC 31130571	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	6300	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2093	中長鑽石鑽頭 直徑1MM EAR NOS AND THROAD BUR 1MM DIAMOND LONG AS:MEDTRONIC 31131071	EAR NOS AND THROAD BUR 1MM DIAMOND LONG AS:MEDTRONIC 31131071	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	6300	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2094	超長鑽石鑽頭 直徑5MM EAR NOS AND THROAD BUR 5MM DIAMOND X-LONG AS:MEDTRONIC 3121586	EAR NOS AND THROAD BUR 5MM DIAMOND X-LONG AS:MEDTRONIC 3121586	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	6300	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2095	中長鑽石鑽頭 直徑1.5MM EAR NOS AND THROAD BUR 1.5MM DIAMOND LONG AS:MEDTRONIC 31131570	EAR NOS AND THROAD BUR 1.5MM DIAMOND LONG AS:MEDTRONIC 31131570	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	6300	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2096	超長鑽石鑽頭 直徑2.5MM EAR NOS AND THROAD BUR 2.5MM DIAMOND X-LONG AS:MEDTRONIC 31102575	EAR NOS AND THROAD BUR 2.5MM DIAMOND X-LONG AS:MEDTRONIC 31102575	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	6300	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2097	超長鑽石鑽頭 直徑3MM EAR NOS AND THROAD BUR 3MM DIAMOND X-LONG AS:MEDTRONIC 31103075	EAR NOS AND THROAD BUR 3MM DIAMOND X-LONG AS:MEDTRONIC 31103075	此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭，此器材用於乳突手術、前顎實手術及顏面神經手術，及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻竇及耳的各種器材。	無	6300	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術，術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。

2098	中長鑽石鑽頭 直徑2MM EAR NOS AND THROAD BUR 2MM DIAMOND X-LONG AS:MEDTRONIC 31102075	EAR NOS AND THROAD BUR 2MM DIAMOND X-LONG AS:MEDTRONIC 31102075	此器材用於乳突手術、前顏實手術及顏面神經手術。及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭。此器材用於乳突手術、前顏實手術及顏面神經手術。及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	無	6300	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術。術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2099	超長鑽石鑽頭 直徑4MM EAR NOS AND THROAD BUR 4MM DIAMOND X-LONG AS:MEDTRONIC 3121584	EAR NOS AND THROAD BUR 4MM DIAMOND X-LONG AS:MEDTRONIC 3121584	此器材用於乳突手術、前顏實手術及顏面神經手術。及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭。此器材用於乳突手術、前顏實手術及顏面神經手術。及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	無	6300	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術。術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2100	一次性取物袋 SPECIMEN RETRIEVAL AND POUCH SYSTEM ENDO CATCH II 5"X9" AS:COVIDIEN 173049	SPECIMEN RETRIEVAL AND POUCH SYSTEM ENDO CATCH II 5"X9" AS:COVIDIEN 173049	本項材料主要用於手術中裝置採取檢體用。	無明顯特殊副作用	"1.可穿過15mm穿刺器;器械柄長 29.5cm 作業長度;1,900cc 檢體袋容量。.2.由一體成形之長型圓柱管和聚亞安酯袋組成，袋子可於裝置標本後分離。"	無對應健保品	7000	BBY017393001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
2101	超長鑽石鑽頭 直徑0.5MM EAR NOS AND THROAD BUR 0.5MM DIAMOND X-LONG AS:MEDTRONIC 31100575	EAR NOS AND THROAD BUR 0.5MM DIAMOND X-LONG AS:MEDTRONIC 31100575	此器材用於乳突手術、前顏實手術及顏面神經手術。及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭。此器材用於乳突手術、前顏實手術及顏面神經手術。及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	無	6300	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術。術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2102	內視鏡專用檢體袋 ENDO BAG SPECIMEN RETRIEVAL 5" X 8" AS:LINA EB-125	ENDO BAG SPECIMEN RETRIEVAL 5" X 8" AS:LINA EB-125	配合腹腔鏡手術，摘除之器官標本置入袋，防污染滲漏。	無	配合腹腔鏡手術，摘除之器官標本置入袋，防污染滲漏。	無	1400	BBY012476002	無
2103	超長鑽石鑽頭 直徑1MM EAR NOS AND THROAD BUR 1MM DIAMOND X-LONG AS:MEDTRONIC 31101075	EAR NOS AND THROAD BUR 1MM DIAMOND X-LONG AS:MEDTRONIC 31101075	此器材用於乳突手術、前顏實手術及顏面神經手術。及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭。此器材用於乳突手術、前顏實手術及顏面神經手術。及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	無	6300	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術。術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2104	超長鑽石鑽頭 直徑1.5MM EAR NOS AND THROAD BUR 1.5MM DIAMOND X-LONG AS:MEDTRONIC 31101575	EAR NOS AND THROAD BUR 1.5MM DIAMOND X-LONG AS:MEDTRONIC 31101575	此器材用於乳突手術、前顏實手術及顏面神經手術。及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	不植入人體，目前無臨床或研究資料顯示其副作用。	搭配于耳鼻喉科電動手術鑽的附件，用以切開或除去耳、鼻或喉部的骨頭。此器材用於乳突手術、前顏實手術及顏面神經手術。及手術中用來檢查及治療支氣管、食道、氣管、喉、咽、鼻副鼻實及耳的各種器材。	無	6300	FEX004229001	術前須經過醫師謹慎評估，需由專業外科醫師進行手術。術後注意傷口護理，避免感染及撕裂傷口。為單次性拋棄式產品，為避免感染請勿重複使用。由外科醫師謹慎選擇產品規格，以符合每一個臨床病例的需求。
2105	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 7MM AS:AESCULAP FT820T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 7MM AS:AESCULAP FT820T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2106	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 10MM AS:AESCULAP FT822T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 10MM AS:AESCULAP FT822T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2107	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 5MM AS:AESCULAP FT819T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 5MM AS:AESCULAP FT819T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2108	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 7.4MM AS:AESCULAP FT823T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 7.4MM AS:AESCULAP FT823T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2109	聚合物血管夾扣 HEM-O-LOK POLYMER CLIP XL 6CLIP/PC AS:WECK PW544250	HEM-O-LOK POLYMER CLIP XL 6CLIP/PC AS:WECK PW544250	Hem-o-lok 血管結紮鎖材質係屬生物相容性高的聚合物，不同一般金屬血管夾和縫合釘，並可適用於直徑7-16mm的血管和組織結構結紮。	無	Hem-o-lok 血管結紮鎖材質係屬生物相容性高的聚合物，不同一般金屬血管夾和縫合釘，並可適用於直徑7-16mm的血管和組織結構結紮。	查無相仿產品。	2400	SCV05HLXL1TX	不可用於輸卵管結紮手術、腹腔鏡腎臟活體移植手術。
2110	內視鏡專用檢體袋 ENDO BAG SPECIMEN RETRIEVAL 3" X 6" AS:LINA EB-75	ENDO BAG SPECIMEN RETRIEVAL 3" X 6" AS:LINA EB-75	配合腹腔鏡手術，摘除之器官標本置入袋，防污染滲漏。	無	配合腹腔鏡手術，摘除之器官標本置入袋，防污染滲漏。	無	1150	BBY012476001	無
2111	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 11.8MM AS:AESCULAP FT763T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 11.8MM AS:AESCULAP FT763T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2112	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 8MM AS:AESCULAP FT764T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 8MM AS:AESCULAP FT764T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2113	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 15MM AS:AESCULAP FT780D	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 15MM AS:AESCULAP FT780D	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2114	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 11.4MM AS:AESCULAP FT761T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 11.4MM AS:AESCULAP FT761T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2115	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 7MM AS:AESCULAP FT806T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 7MM AS:AESCULAP FT806T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2116	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 9MM AS:AESCULAP FT810T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 9MM AS:AESCULAP FT810T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2117	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 7MM AS:AESCULAP FT748T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 7MM AS:AESCULAP FT748T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2118	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 9MM AS:AESCULAP FT750T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 9MM AS:AESCULAP FT750T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"

2119	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 8.3MM AS:AESCULAP FT752T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 8.3MM AS:AESCULAP FT752T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2120	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 8.6MM AS:AESCULAP FT747T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 8.6MM AS:AESCULAP FT747T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2121	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 9MM AS:AESCULAP FT758T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 9MM AS:AESCULAP FT758T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2122	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 12MM AS:AESCULAP FT759T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 12MM AS:AESCULAP FT759T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2123	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 10MM AS:AESCULAP FT662T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 10MM AS:AESCULAP FT662T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2124	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 6.3MM AS:AESCULAP FT717T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 6.3MM AS:AESCULAP FT717T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2125	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 7MM AS:AESCULAP FT720T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 7MM AS:AESCULAP FT720T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2126	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 7.5MM AS:AESCULAP FT652T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 7.5MM AS:AESCULAP FT652T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2127	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 7MM AS:AESCULAP FT740T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 7MM AS:AESCULAP FT740T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2128	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 7MM AS:AESCULAP FT746T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 7MM AS:AESCULAP FT746T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2129	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 10MM AS:AESCULAP FT622T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 10MM AS:AESCULAP FT622T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2130	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 10.6MM AS:AESCULAP FT623T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 10.6MM AS:AESCULAP FT623T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2131	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 6MM AS:AESCULAP FT640T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 6MM AS:AESCULAP FT640T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2132	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 12MM AS:AESCULAP FT620T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 12MM AS:AESCULAP FT620T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2133	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 5MM AS:AESCULAP FT642T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 5MM AS:AESCULAP FT642T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2134	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 9MM AS:AESCULAP FT650T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 9MM AS:AESCULAP FT650T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2135	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 5MM AS:AESCULAP FT602T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 5MM AS:AESCULAP FT602T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2136	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 5MM AS:AESCULAP FT604T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 5MM AS:AESCULAP FT604T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2137	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 9MM AS:AESCULAP FT610T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 9MM AS:AESCULAP FT610T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2138	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 6MM AS:AESCULAP FT600T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 6MM AS:AESCULAP FT600T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2139	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 8MM AS:AESCULAP FT613T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 8MM AS:AESCULAP FT613T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2140	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 7.5MM AS:AESCULAP FT614T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 7.5MM AS:AESCULAP FT614T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2141	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10mm L:100mm AS:BBC-101018	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10MM L:100MM AS:BBC-101018	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2142	鈦合金(暫時性)腦血管夾 TITANIUM TEMPO. ANEURYSM YASARGIL CLIP 9MM AS:AESCULAP FT258T	TITANIUM TEMPO. ANEURYSM YASARGIL CLIP 9MM AS:AESCULAP FT258T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"

2143	鈦合金(暫時性)腦血管夾 TITANIUM TEMPO. ANEURYSM YASARGIL CLIP 17.5MM AS:AESCULAP FT292T	TITANIUM TEMPO. ANEURYSM YASARGIL CLIP 17.5MM AS:AESCULAP FT292T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2144	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM D:10mm L:100mm AS:BBC-101006	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM D:10MM L:100MM AS:BBC-101006	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2145	鈦合金(暫時性)腦血管夾 TITANIUM TEMPO. ANEURYSM YASARGIL CLIP 7MM AS:AESCULAP FT320T	TITANIUM TEMPO. ANEURYSM YASARGIL CLIP 7MM AS:AESCULAP FT320T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2146	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10mm L:80mm AS:BBC-100818	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10MM L:80MM AS:BBC-100818	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2147	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM D:10mm L:90mm AS:BBC-100906	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM D:10MM L:90MM AS:BBC-100906	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2148	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10mm L:90mm AS:BBC-100918	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10MM L:90MM AS:BBC-100918	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2149	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM D:10mm L:80mm AS:BBC-100806	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM D:10MM L:80MM AS:BBC-100806	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2150	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10mm L:60mm AS:BBC-100618	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10MM L:60MM AS:BBC-100618	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2151	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM D:10mm L:70mm AS:BBC-100706	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM D:10MM L:70MM AS:BBC-100706	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2152	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10mm L:70mm AS:BBC-100718	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10MM L:70MM AS:BBC-100718	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2153	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM D:10mm L:60mm AS:BBC-100606	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM D:10MM L:60MM AS:BBC-100606	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2154	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10mm L:40mm AS:BBC-100418	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10MM L:40MM AS:BBC-100418	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2155	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM D:10mm L:50mm AS:BBC-100506	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM D:10MM L:50MM AS:BBC-100506	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2156	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10mm L:50mm AS:BBC-100518	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10MM L:50MM AS:BBC-100518	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2157	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM D:10mm L:40mm AS:BBC-100406	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM D:10MM L:40MM AS:BBC-100406	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2158	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:10mm L:90mm AS:BB-100918	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:10MM L:90MM AS:BB-100918	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2159	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM D:10mm L:100mm AS:BB-101006	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM D:10MM L:100MM AS:BB-101006	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。

2160	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:10mm L:100mm AS:BB-101018	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:10MM L:100MM AS:BB-101018	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2161	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM D:10mm L:90mm AS:BB-100906	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM D:10MM L:90MM AS:BB-100906	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2162	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:10mm L:70mm AS:BB-100718	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:10MM L:70MM AS:BB-100718	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2163	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM D:10mm L:80mm AS:BB-100806	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM D:10MM L:80MM AS:BB-100806	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2164	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:10mm L:80mm AS:BB-100818	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:10MM L:80MM AS:BB-100818	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2165	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM D:10mm L:70mm AS:BB-100706	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM D:10MM L:70MM AS:BB-100706	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2166	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:10mm L:50mm AS:BB-100518	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:10MM L:50MM AS:BB-100518	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2167	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM D:10mm L:60mm AS:BB-100606	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM D:10MM L:60MM AS:BB-100606	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2168	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:10mm L:60mm AS:BB-100618	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:10MM L:60MM AS:BB-100618	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2169	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM D:10mm L:50mm AS:BB-100506	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM D:10MM L:50MM AS:BB-100506	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2170	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10mm L:100mm AS:BBL-101018	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10MM L:100MM AS:BBL-101018	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2171	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM D:10mm L:40mm AS:BB-100406	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM D:10MM L:40MM AS:BB-100406	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2172	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:10mm L:40mm AS:BB-100418	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:10MM L:40MM AS:BB-100418	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2173	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM D:10mm L:100mm AS:BBL-101006	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM D:10MM L:100MM AS:BBL-101006	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2174	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10mm L:80mm AS:BBL-100818	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10MM L:80MM AS:BBL-100818	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2175	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM D:10mm L:90mm AS:BBL-100906	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM D:10MM L:90MM AS:BBL-100906	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。

2176	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10mm L:90mm AS:BBL-100918	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10MM L:90MM AS:BBL-100918	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2177	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM D:10mm L:80mm AS:BBL-100806	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM D:10MM L:80MM AS:BBL-100806	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2178	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10mm L:60mm AS:BBL-100618	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10MM L:60MM AS:BBL-100618	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2179	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM D:10mm L:70mm AS:BBL-100706	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM D:10MM L:70MM AS:BBL-100706	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2180	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10mm L:70mm AS:BBL-100718	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10MM L:70MM AS:BBL-100718	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2181	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM D:10mm L:60mm AS:BBL-100606	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM D:10MM L:60MM AS:BBL-100606	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2182	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10mm L:40mm AS:BBL-100418	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10MM L:40MM AS:BBL-100418	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2183	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM D:10mm L:50mm AS:BBL-100506	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM D:10MM L:50MM AS:BBL-100506	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2184	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10mm L:50mm AS:BBL-100518	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM D:10MM L:50MM AS:BBL-100518	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2185	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM D:10mm L:40mm AS:BBL-100406	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM D:10MM L:40MM AS:BBL-100406	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2186	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:8mm L:90mm AS:BB-080918	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:8MM L:90MM AS:BB-080918	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2187	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM D:8mm L:100mm AS:BB-081006	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM D:8MM L:100MM AS:BB-081006	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2188	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:8mm L:100mm AS:BB-081018	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:8MM L:100MM AS:BB-081018	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2189	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM D:8mm L:90mm AS:BB-080906	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM D:8MM L:90MM AS:BB-080906	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2190	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:8mm L:70mm AS:BB-080718	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:8MM L:70MM AS:BB-080718	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2191	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM D:8mm L:80mm AS:BB-080806	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM D:8MM L:80MM AS:BB-080806	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長，兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。

2192	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:8mm L:80mm AS:BB-080818	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:8MM L:80MM AS:BB-080818	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2193	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM D:8mm L:70mm AS:BB-080706	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM D:8MM L:70MM AS:BB-080706	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2194	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:8mm L:50mm AS:BB-080518	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:8MM L:50MM AS:BB-080518	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2195	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM D:8mm L:60mm AS:BB-080606	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM D:8MM L:60MM AS:BB-080606	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2196	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:8mm L:60mm AS:BB-080618	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:8MM L:60MM AS:BB-080618	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2197	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM D:8mm L:50mm AS:BB-080506	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM D:8MM L:50MM AS:BB-080506	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2198	愛喜龍可彎式電動腔鏡直線型切割縫合器 ECHELON FLEX 60 ART ENDO LNR CUT PWDR 34CM AS:ETHICON PSE60A	ECHELON FLEX 60 POWERED ARTICULATING ENDOSCOPIC LINEAR CUTTER 34CM AS:ETHICON PSE60A	本產品可用於切斷、切除和/ 或建立縫合。本產品適用於多種開放或微創的一般外科、婦產科、泌尿外科、胸腔外科及兒科手術。可搭配縫合釘或組織支撐材料共同使用。本產品還可用於切斷肝實體組織（肝脈管系統和膽管結構）、胰臟、腎臟和脾臟的切斷與切除。	本產品無直接之副作用	本產品可用於切斷、切除和/ 或建立縫合。本產品適用於多種開放或微創的一般外科、婦產科、泌尿外科、胸腔外科及兒科手術。可搭配縫合釘或組織支撐材料共同使用。本產品還可用於切斷肝實體組織（肝脈管系統和膽管結構）、胰臟、腎臟和脾臟的切斷與切除。	無	20000	SAY024846001	無
2199	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM D:8mm L:40mm AS:BB-080406	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM D:8MM L:40MM AS:BB-080406	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2200	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:8mm L:40mm AS:BB-080418	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM D:8MM L:40MM AS:BB-080418	緩解因惡性腫瘤的壓迫而導致膽道系統阻塞的病人，使維持膽道其之功能。	無相關特別之研究，可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	記憶性金屬，膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通過。
2201	愛喜龍可彎式電動腔鏡直線型切割縫合器 ECHELON FLEX 45 ART ENDO LNR CUT PWDR 34CM AS:ETHICON PSE45A	愛喜龍可彎式電動腔鏡直線型切割縫合器 ECHELON FLEX 45 ART ENDO LNR CUT PWDR 34CM AS:ETHICON PSE45A	本產品可用於切斷、切除和/ 或建立縫合。本產品適用於多種開放或微創的一般外科、婦產科、泌尿外科、胸腔外科及兒科手術。可搭配縫合釘或組織支撐材料共同使用。本產品還可用於切斷肝實體組織（肝脈管系統和膽管結構）、胰臟、腎臟和脾臟的切斷與切除。	本產品無直接之副作用	本產品可用於切斷、切除和/ 或建立縫合。本產品適用於多種開放或微創的一般外科、婦產科、泌尿外科、胸腔外科及兒科手術。可搭配縫合釘或組織支撐材料共同使用。本產品還可用於切斷肝實體組織（肝脈管系統和膽管結構）、胰臟、腎臟和脾臟的切斷與切除。	無	20000	SAY024846001	無
2202	愛喜龍可彎式電動腔鏡直線型切割縫合器 ECHELON FLEX 60 COMPACT PWDR 28CM AS:ETHICON PCE60A	ECHELON FLEX 60 POWERED ARTICULATING ENDOSCOPIC LINEAR CUTTER 28CM AS:ETHICON PCE60A	本產品可用於切斷、切除和/ 或建立縫合。本產品適用於多種開放或微創的一般外科、婦產科、泌尿外科、胸腔外科及兒科手術。可搭配縫合釘或組織支撐材料共同使用。本產品還可用於切斷肝實體組織（肝脈管系統和膽管結構）、胰臟、腎臟和脾臟的切斷與切除。	本產品無直接之副作用	本產品可用於切斷、切除和/ 或建立縫合。本產品適用於多種開放或微創的一般外科、婦產科、泌尿外科、胸腔外科及兒科手術。可搭配縫合釘或組織支撐材料共同使用。本產品還可用於切斷肝實體組織（肝脈管系統和膽管結構）、胰臟、腎臟和脾臟的切斷與切除。	無	20000	SAY024846001	無
2203	愛喜龍可彎式電動腔鏡直線型切割縫合器 ECHELON FLEX 45 ART ENDO LNR CUT PWD LNG 44CM AS:ETHICON PLE45A	ECHELON FLEX 45 POWERED ARTICULATING ENDOSCOPIC LINEAR CUTTER 44CM AS:ETHICON PLE45A	本產品可用於切斷、切除和/ 或建立縫合。本產品適用於多種開放或微創的一般外科、婦產科、泌尿外科、胸腔外科及兒科手術。可搭配縫合釘或組織支撐材料共同使用。本產品還可用於切斷肝實體組織（肝脈管系統和膽管結構）、胰臟、腎臟和脾臟的切斷與切除。	本產品無直接之副作用	本產品可用於切斷、切除和/ 或建立縫合。本產品適用於多種開放或微創的一般外科、婦產科、泌尿外科、胸腔外科及兒科手術。可搭配縫合釘或組織支撐材料共同使用。本產品還可用於切斷肝實體組織（肝脈管系統和膽管結構）、胰臟、腎臟和脾臟的切斷與切除。	無	20000	SAY024846001	無
2204	愛喜龍可彎式電動腔鏡直線型切割縫合器 ECHELON FLEX 60 ART ENDO LNR CUT PWD LNG 44CM AS:ETHICON PLE60A	ECHELON FLEX 60 POWERED ARTICULATING ENDOSCOPIC LINEAR CUTTER 44CM AS:ETHICON PLE60A	本產品可用於切斷、切除和/ 或建立縫合。本產品適用於多種開放或微創的一般外科、婦產科、泌尿外科、胸腔外科及兒科手術。可搭配縫合釘或組織支撐材料共同使用。本產品還可用於切斷肝實體組織（肝脈管系統和膽管結構）、胰臟、腎臟和脾臟的切斷與切除。	本產品無直接之副作用	本產品可用於切斷、切除和/ 或建立縫合。本產品適用於多種開放或微創的一般外科、婦產科、泌尿外科、胸腔外科及兒科手術。可搭配縫合釘或組織支撐材料共同使用。本產品還可用於切斷肝實體組織（肝脈管系統和膽管結構）、胰臟、腎臟和脾臟的切斷與切除。	無	20000	SAY024846001	無
2205	愛喜龍可彎式電動腔鏡直線型切割縫合器 ECHELON FLEX 45 COMPACT PWDR 28CM AS:ETHICON PCE45A	ECHELON FLEX 45 POWERED ARTICULATING ENDOSCOPIC LINEAR CUTTER 28CM AS:ETHICON PCE45A	本產品可用於切斷、切除和/ 或建立縫合。本產品適用於多種開放或微創的一般外科、婦產科、泌尿外科、胸腔外科及兒科手術。可搭配縫合釘或組織支撐材料共同使用。本產品還可用於切斷肝實體組織（肝脈管系統和膽管結構）、胰臟、腎臟和脾臟的切斷與切除。	本產品無直接之副作用	本產品可用於切斷、切除和/ 或建立縫合。本產品適用於多種開放或微創的一般外科、婦產科、泌尿外科、胸腔外科及兒科手術。可搭配縫合釘或組織支撐材料共同使用。本產品還可用於切斷肝實體組織（肝脈管系統和膽管結構）、胰臟、腎臟和脾臟的切斷與切除。	無	20000	SAY024846001	無
2206	柯惠內視鏡自動手術縫合槍 COVIDIEN ENDO GIA UNIVERSAL STND AS:COVIDIEN EGIAUSTND	COVIDIEN ENDO GIA UNIVERSAL STND AS:COVIDIEN EGIAUSTND	健保不給付。	無	"1.器械柄長16cm。.2.一體成形槍體。.3.本產品應用於腹腔鏡手術中組織的切割,切除及進行吻合時使用."	無對應健保品	12800	SAU08ULTRA2C	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
2207	內視鏡自動手術縫合槍 短型 ENDO GIA ULTRA UNIVERSAL SHORT STAPLER AS:COVIDIEN EGIAUSHORT	ENDO GIA ULTRA UNIVERSAL SHORT STAPLER AS:COVIDIEN EGIAUSHORT	健保不給付。	無	"1.器械柄長6cm。.2.一體成形槍體。.3.本產品可應用於開腹手術或胸腔鏡手術中組織的切割,切除及進行吻合時使用."	無對應健保品	11400	SAU08ULTRA2C	手術後的康復訓練應嚴格遵照。

2208	內視鏡自動手術縫合槍 加長型 ENDO GIA ULTRA UNIVERSAL XL STAPLER AS:COVIDIEN EGIAUXL	ENDO GIA ULTRA UNIVERSAL XL STAPLER AS:COVIDIEN EGIAUXL	健保不給付。	無	"1.器械柄長26cm。.2.一體成形槍體。.3.本產品應用於腹腔鏡手術或減重手術中組織的切割,切除及進行吻合時使用."	無對應健保品	12100	SAU08ULTRA2C	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
2209	愛喜龍弗雷斯安德派思可彎式縫合器 ECHELON FLEX 60 LONG LINEAR CUTTER 44CM AS:ETHICON LONG60A	ECHELON FLEX 60 LONG ARTICULATING ENDOSCOPIC LINEAR CUTTER 44CM AS:ETHICON LONG60A	縫合組織用特材	本產品無直接之副作用	縫合組織用特材	無	12000	SAU08ECFLEET	無
2212	TA 自動手術縫合器 30型 TA SINGLE USE RELOADABLE STAPLERS TA30-V3 AS:USSC TA30V3S	TA SINGLE USE RELOADABLE STAPLERS TA30-V3 AS:USSC TA30V3S	健保不給付。	無	1.具3排縫釘之釘匣。	"專為吻合血管設計,完全減少滲漏,更安全。"	8100	SAU08TA30S2C	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
2213	內視鏡旋轉式迷你彎剪 ROTICULATOR ENDO MINI-SHEARS 5MM SHAFT AS:USSC 174309	ROTICULATOR ENDO MINI-SHEARS 5MM SHAFT AS:USSC 174309	健保不給付。	無	"1.可穿過5mm的穿刺器,進行組織剪除或剝離。.2.Shaft 31cm，前端為剪刀設計，可接單極電燒，前端可伸出轉彎0-80°.3.可連結電燒主機。"	無對應健保品	7500	TKY013556001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
2215	愛喜龍安德派思縫合器槍 ECHELON 60A ENDOPATH STAPLER CUTTER 34CM AS:ETHICON EC60A	ECHELON 60A ENDOPATH STAPLER CUTTER 34CM AS:ETHICON EC60A	"可彎式內視鏡用線型切割縫合器為無菌, 僅供單一病患使用, 可同時切割與縫合組織. 內含六排交錯的縫合釘, 切割線兩側各有三排. 器械的縫合釘線約45公厘長, 切割線約42公厘長, 連桿可任意往兩個方向旋轉, 關節機制可將連桿遠端部分當成樞軸, 以便從側邊接進手術部位"	本產品無直接之副作用	"可彎式內視鏡用線型切割縫合器為無菌, 僅供單一病患使用, 可同時切割與縫合組織. 內含六排交錯的縫合釘, 切割線兩側各有三排. 器械的縫合釘線約45公厘長, 切割線約42公厘長, 連桿可任意往兩個方向旋轉, 關節機制可將連桿遠端部分當成樞軸, 以便從側邊接進手術部位"	無	12000	SAU08ECFLEET	無
2216	內視鏡胃腸自動縫合器 ENDO GIA UNIVERSAL INTRUMENT 12MM AS:USSC 030449	ENDO GIA UNIVERSAL INTRUMENT 12MM AS:USSC 030449	健保不給付。	無	"1.器械柄長16cm。.2.一體成形槍體。.3.本產品應用於腹腔鏡手術中組織的切割,切除及進行吻合時使用."	無對應健保品	11100	SAU08030442C	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
2217	加長型內視鏡胃腸自動縫合器 ENDO GIA UNIVERSAL XL INTRUMENT 12MM AS:USSC EGIAUNIVXL	ENDO GIA UNIVERSAL XL INTRUMENT 12MM AS:USSC EGIAUNIVXL	健保不給付。	無	"1.器械柄長26cm。.2.一體成形槍體。.3.本產品應用於腹腔鏡手術或減重手術中組織的切割,切除及進行吻合時使用."	無對應健保品	11600	SAU08UN1XL2C	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
2220	GEM顯微血管吻合連接器 MICROVASCULAR ANASTOMOTIC 2.5MM COUPLER DEVICE 2.4-3.0MM AS:SYNOVIS GEM2753	MICROVASCULAR ANASTOMOTIC 2.5MM COUPLER DEVICE 2.4-3.0MM AS:SYNOVIS GEM2753	執行微血管吻合術	與任何植入性產品合併使用，通常具有潛在風險，例如：感染、穿孔、或者血管破洞、侵蝕、植入物排斥、或者本產品脫落或移動。	本產品用於血管吻合，其套環由高密度聚乙烯和外科級不銹鋼針組成。裝配防護蓋和鉗夾不僅能保護套環，且易於將套環裝載在吻合器械上。	裝配防護蓋和鉗夭不僅能保護套環，且易於將套環裝載在吻合器械上。	11800	SAC0127524S7	無
2221	GEM顯微血管吻合連接器 MICROVASCULAR ANASTOMOTIC 3.0MM COUPLER DEVICE 3.0-3.6MM AS:SYNOVIS GEM2754	MICROVASCULAR ANASTOMOTIC 3.0MM COUPLER DEVICE 3.0-3.6MM AS:SYNOVIS GEM2754	執行微血管吻合術	與任何植入性產品合併使用，通常具有潛在風險，例如：感染、穿孔、或者血管破洞、侵蝕、植入物排斥、或者本產品脫落或移動。	本產品用於血管吻合，其套環由高密度聚乙烯和外科級不銹鋼針組成。裝配防護蓋和鉗夾不僅能保護套環，且易於將套環裝載在吻合器械上。	裝配防護蓋和鉗夭不僅能保護套環，且易於將套環裝載在吻合器械上。	11800	SAC0127524S7	無
2223	TX直線型縫合器 30MM 配紅色釘倉 如:ETHICON TX30V	PROXIMATE TX LINEAR STAPLERFOR RED SKIN STAPLER 30MM AS:ETHICON TX30V	消化系統.胸腔之切除(開)內部細胞的手術	本產品無直接之副作用	"此縫合釘適用於'消化系統.胸腔之切除(開)內部細胞的手術.血管型線狀縫合釘適用於內部細胞並可以很容易壓縮成1mm的厚度,也可以使用在肺部血管的結紮."	無	8100	SAU08TX30VET	無
2224	TX直線型縫合器 30MM 配綠色釘倉 如:ETHICON TX30G	PROXIMATE TX LINEAR STAPLERFOR GREEN SKIN STAPLER 30MM AS:ETHICON TX30G	消化系統.胸腔之切除(開)內部細胞的手術	本產品無直接之副作用	"此縫合釘適用於'消化系統.胸腔之切除(開)內部細胞的手術.血管型線狀縫合釘適用於內部細胞並可以很容易壓縮成1mm的厚度,也可以使用在肺部血管的結紮."	無	8100	SAU08TX30VET	無
2225	TX直線型縫合器 30MM 配白色釘倉 如:ETHICON TX30B	PROXIMATE TX LINEAR STAPLER FOR RED SKIN STAPLER 30MM AS:ETHICON TX30B	消化系統.胸腔之切除(開)內部細胞的手術	本產品無直接之副作用	"此縫合釘適用於'消化系統.胸腔之切除(開)內部細胞的手術.血管型線狀縫合釘適用於內部細胞並可以很容易壓縮成1mm的厚度,也可以使用在肺部血管的結紮."	無	8100	SAU08TX30VET	無
2226	TX直線型縫合器 60MM 配綠色釘倉 如:ETHICON TX60G	PROXIMATE TX LINEAR STAPLERFOR GREEN SKIN STAPLER 60MM AS:ETHICON TX60G	消化系統.胸腔之切除(開)內部細胞的手術	本產品無直接之副作用	"此縫合釘適用於'消化系統.胸腔之切除(開)內部細胞的手術.血管型線狀縫合釘適用於內部細胞並可以很容易壓縮成1mm的厚度,也可以使用在肺部血管的結紮."	無	8100	SAU08TX30VET	無
2227	TX直線型縫合器 60MM 配綠色釘倉 如:ETHICON TX60B	PROXIMATE TX LINEAR STAPLER FOR GREEN SKIN STAPLER 60MM AS:ETHICON TX60B	消化系統.胸腔之切除(開)內部細胞的手術	本產品無直接之副作用	"此縫合釘適用於'消化系統.胸腔之切除(開)內部細胞的手術.血管型線狀縫合釘適用於內部細胞並可以很容易壓縮成1mm的厚度,也可以使用在肺部血管的結紮."	無	8100	SAU08TX30VET	無
2228	愛惜康-安德派思切割縫合器(不含釘) "ETHICON" ENDOPATH LINEAR ATS45 ENDOCUTTER 45MM	"ETHICON" ENDOPATH LINEAR ATS45 ENDOCUTTER 45MM	"安德派思切割縫合器是無菌, 僅供單一病患使用的儀器, 可傳達兩個雙叉的U型釘. 此器械可同時分開行列間的組織. 此器械為充氣法程序之使用而設計, 此器械之鎖定特色是用於防止未裝置之器械射出貨防止已使用的補充品再度射出"	本產品無直接之副作用	"安德派思切割縫合器是無菌, 僅供單一病患使用的儀器, 可傳達兩個雙叉的U型釘. 此器械可同時分開行列間的組織. 此器械為充氣法程序之使用而設計, 此器械之鎖定特色是用於防止未裝置之器械射出貨防止已使用的補充品再度射出"	無	9450	SAU08ETS45ET	無
2229	可吸收傷口縫合裝置 3-0 CV-23 30CM AS:USS VLOCL0814	V-LOC 180 ABSORBABLE WOUND CLOSURE DEVICE 3-0 CV-23 30CM AS:USS VLOCL0814	"V-Loc 180 可吸收傷口縫合裝置是由甘醇酸與三亞甲基碳酸鹽的共聚合物組成.此材料成無菌,惰性,採用非膠原原料.其倒鉤裝置不需進行手術結節,具有手術便利性,減少縫合時間."	和使用傳統縫合線或其他縫合產品相同，使用此產品可能產生的不良影響：傷口裂開 (某些部位出現擴張、伸長或膨脹等情況時，無法對傷口提供足夠的支撐)。	"V-Loc 180可吸收傷口縫合裝置包含一倒鉤可吸收線,一端配備手術針,另一端則是環狀作用器.倒鉤裝置和環狀端作用器的設計可使組織縫合不需進行手術線節結."	一般使用傳統縫合線，在傷口縫合時，必須透過打結來固定縫合線，每個固定點依線體材質會施行3~5個結節。相對的需要較長的施行時間並有機會產生因結節所造成的併發症，如發炎、感染、異物感。	1600	SAY023875001	V-Loc 180可吸收傷口縫合裝置適用於縫合線起點或終點不使用固定結的情況.V-Loc 180 傷口縫合裝置僅適用連續縫合法.
2230	鎖淋單一切口吊帶系統 SOLYX SIS SYSTEM AS:BOSTON SCIENTIFIC M0068507000	SOLYX SIS SYSTEM AS:BOSTON SCIENTIFIC M0068507000	網片植入物可作為尿道下吊索，治療（尿道）過度移動及／或內括約肌功能不足導致的壓力性尿失禁。	膿瘍、過敏、逼尿肌不穩定、性功能障礙、出血等禁忌症： 禁用於下列患者：孕婦或將懷孕、植入部位出現軟組織病變、病患具有可能影響植入物置放或影響傷口癒合的任何病變	1.Sling有4cm de-tang減少植入後攣縮或綣曲變形，並保護尿道避免刺激2.Device有mark做為記號，可確保2側植入sling長度平衡	無類似健保給付品項	29900	FSZ024613001	使用本產品前請確認膀胱已排空、術後避免搬運重物或運動、萬一出現排尿困難或出血等其他問題須立即與醫師聯絡
2231	可吸收傷口縫合裝置 2-0 1/2弧 GS-21 37MM AS:USS VLOCL0315	V-LOC 180 ABSORBABLE WOUND CLOSURE DEVICE 2-0 1/2CIRCLE GS-21 37MM AS:USS VLOCL0315	"V-Loc 180 可吸收傷口縫合裝置是由甘醇酸與三亞甲基碳酸鹽的共聚合物組成.此材料成無菌,惰性,採用非膠原原料.其倒鉤裝置不需進行手術結節,具有手術便利性,減少縫合時間."	和使用傳統縫合線或其他縫合產品相同，使用此產品可能產生的不良影響：傷口裂開 (某些部位出現擴張、伸長或膨脹等情況時，無法對傷口提供足夠的支撐)。	"V-Loc 180可吸收傷口縫合裝置包含一倒鉤可吸收線,一端配備手術針,另一端則是環狀作用器.倒鉤裝置和環狀端作用器的設計可使組織縫合不需進行手術線節結."	一般使用傳統縫合線，在傷口縫合時，必須透過打結來固定縫合線，每個固定點依線體材質會施行3~5個結節。相對的需要較長的施行時間並有機會產生因結節所造成的併發症，如發炎、感染、異物感。	1600	SAY023875001	V-Loc 180可吸收傷口縫合裝置適用於縫合線起點或終點不使用固定結的情況.V-Loc 180 傷口縫合裝置僅適用連續縫合法.
2232	可吸收傷口縫合裝置 0 1/2弧 GS-21 37MM AS:USS VLOCL0316	V-LOC 180 ABSORBABLE WOUND CLOSURE DEVICE 0 1/2CIRCLE GS-21 37MM AS:USS VLOCL0316	"V-Loc 180 可吸收傷口縫合裝置是由甘醇酸與三亞甲基碳酸鹽的共聚合物組成.此材料成無菌,惰性,採用非膠原原料.其倒鉤裝置不需進行手術結節,具有手術便利性,減少縫合時間."	和使用傳統縫合線或其他縫合產品相同，使用此產品可能產生的不良影響：傷口裂開 (某些部位出現擴張、伸長或膨脹等情況時，無法對傷口提供足夠的支撐)。	"V-Loc 180可吸收傷口縫合裝置包含一倒鉤可吸收線,一端配備手術針,另一端則是環狀作用器.倒鉤裝置和環狀端作用器的設計可使組織縫合不需進行手術線節結."	一般使用傳統縫合線，在傷口縫合時，必須透過打結來固定縫合線，每個固定點依線體材質會施行3~5個結節。相對的需要較長的施行時間並有機會產生因結節所造成的併發症，如發炎、感染、異物感。	1600	SAY023875001	V-Loc 180可吸收傷口縫合裝置適用於縫合線起點或終點不使用固定結的情況.V-Loc 180 傷口縫合裝置僅適用連續縫合法.
2233	可吸收傷口縫合裝置 3-0 V-20 30CM AS:USS VLOCL0614	V-LOC 180 ABSORBABLE WOUND CLOSURE DEVICE 3-0 V-20 30CM AS:USS VLOCL0614	"V-Loc 180 可吸收傷口縫合裝置是由甘醇酸與三亞甲基碳酸鹽的共聚合物組成.此材料成無菌,惰性,採用非膠原原料.其倒鉤裝置不需進行手術結節,具有手術便利性,減少縫合時間."	和使用傳統縫合線或其他縫合產品相同，使用此產品可能產生的不良影響：傷口裂開 (某些部位出現擴張、伸長或膨脹等情況時，無法對傷口提供足夠的支撐)。	"V-Loc 180可吸收傷口縫合裝置包含一倒鉤可吸收線,一端配備手術針,另一端則是環狀作用器.倒鉤裝置和環狀端作用器的設計可使組織縫合不需進行手術線節結."	一般使用傳統縫合線，在傷口縫合時，必須透過打結來固定縫合線，每個固定點依線體材質會施行3~5個結節。相對的需要較長的施行時間並有機會產生因結節所造成的併發症，如發炎、感染、異物感。	1600	SAY023875001	V-Loc 180可吸收傷口縫合裝置適用於縫合線起點或終點不使用固定結的情況.V-Loc 180 傷口縫合裝置僅適用連續縫合法.
2234	帕瑞挺寶格麗編網 右側 PARIETENE PROGRIP MESHES RIGHT SIDE 12X8CM AS:COVIDIEN PP1208DR	PARIETENE PROGRIP MESHES RIGHT SIDE 12X8CM AS:COVIDIEN PP1208DR	透過無張力技術進行鼠蹊部疝氣修補手術。	使用本產品後，也可能出現因使用網狀貼布進行腹部壁層重建所引起的相關併發症。這些併發症包括(但不侷限於) :.(1) 血清腫、血腫 (2) 復發 (3) 慢性疼痛 (4) 感染 (5) 內臟沾粘 (6) 對產品成分產生過敏反應.	透過無張力技術進行鼠蹊部疝氣修補手術。	I魔鬼氈"設計的網膜: (1)大量減短手術時間 (2)減少病人住院天數 (3)病人可免縫線固定而疼痛感減少、恢復快 (4)為部分可吸收材質，15個月後，整體重量減少一半，病人異物感更低。	12000	FSZ019507001	1. 本產品之禁忌症如下，但不局限於此: .(1)病患正處於成長階段：病患發育之際，網狀貼布可能無法充份伸縮.(2)在受感染或受污染的處所進行手術.(3)腹腔鏡疝氣修補。

2235	克沾黏溶液 1500CC AS:BAXTER 1501573	ADEPT 1500CC AS:BAXTER 1501573	用於腹腔滴注以減少腹部手術後沾黏．手術中應以沖洗液方式使用	約有12%的患者在使用Adept後．會感到腹脹或腹部不適．建議採取坐臥姿式。一般在術後2~3天內．不適感會逐漸自行消失。	1.全方位無死角的防沾黏效果。2.操作容易。3.可以減少因內視鏡手術所導致的腸胃以及上腹部疼痛。	目前所有防沾黏產品健保均不給付。	13200	FFZ023001001	"腸切除或修補:已有臨床案例報告,使用Adept於腸切除或修補手術時會發生手術吻合口處療癒合不全,腸阻塞及腹膜炎。病患需知:滴注Adept液體致腹骨盆腔發生自限性外陰腫大的副作用。大部分可在一星期內復原。若外陰腫大合併尿液滯留時,則必須放置導尿管。"
2236	帕瑞挺寶格麗編網 左側 PARIETENE PROGRIP MESHES LEFT SIDE 12X8CM AS:COVIDIEN PP1208DL	PARIETENE PROGRIP MESHES LEFT SIDE 12X8CM AS:COVIDIEN PP1208DL	透過無張力技術進行鼠蹊部疝氣修補手術。	使用本產品後．也可能出現因使用網狀貼布進行腹部壁層重建所引起的相關併發症。這些併發症包括(但不侷限於) :.(1) 血清腫、血腫 (2) 復發 (3) 慢性疼痛 (4) 感染 (5) 內臟沾黏 (6) 對產品成分產生過敏反應.	透過無張力技術進行鼠蹊部疝氣修補手術。	魔鬼氈"設計的網膜: (1)大量減短手術時間 (2)減少病人住院天數 (3)病人可免縫線固定而疼痛感減少．恢復快 (4)為部分可吸收材質．15個月後．整體重量減少一半．病人異物感更低。	12000	FSZ019507001	1. 本產品之禁忌症如下．但不局限於此:.(1)病患正處於成長階段：病患發育之際．網狀貼布可能無法充份伸縮.(2)在受感染或受污染的處所進行手術.(3)腹腔鏡疝氣修補。
2237	帕瑞得複合式人工編網 PARIETEX COMPOSITE MESHES 37X28CM AS:COVIDIEN PCO3728F	PARIETEX COMPOSITE MESHES 37X28CM AS:COVIDIEN PCO3728F	治療腹部疝氣．可防止腹內組織沾黏。	可能出現因使用本產品腹壁層重建所引起的相關併發症。這些併發症包括(但不侷限於):.1.血清腫、血腫。2.復發。3.感染。4.內臟沾黏。5.對產品成分產生過敏反應。.	治療腹部疝氣．可防止腹內組織沾黏。	"1.最先進之外科修補原理,有效減低腹部疝氣病人的復發率。.2.植入品含可防止組織沾黏層並於機制後自體吸收。.3.植入品主體依人體功學彈性編織,有效減少病患的不適、疼痛感。"	50000	FSZ018055003	無
2238	帕瑞得複合式人工編網 PARIETEX COMPOSITE MESHES 30X20CM AS:COVIDIEN PCO3020F	PARIETEX COMPOSITE MESHES 30X20CM AS:COVIDIEN PCO3020F	治療腹部疝氣．可防止腹內組織沾黏。	可能出現因使用本產品腹壁層重建所引起的相關併發症。這些併發症包括(但不侷限於):.1.血清腫、血腫。2.復發。3.感染。4.內臟沾黏。5.對產品成分產生過敏反應。.	治療腹部疝氣．可防止腹內組織沾黏。	"1.最先進之外科修補原理,有效減低腹部疝氣病人的復發率。.2.植入品含可防止組織沾黏層並於機制後自體吸收。.3.植入品主體依人體功學彈性編織,有效減少病患的不適、疼痛感。"	50000	FSZ018055003	無
2239	帕瑞得複合式人工編網 PARIETEX COMPOSITE MESHES 25X20CM AS:COVIDIEN PCO2520F	PARIETEX COMPOSITE MESHES 25X20CM AS:COVIDIEN PCO2520F	治療腹部疝氣．可防止腹內組織沾黏。	可能出現因使用本產品腹壁層重建所引起的相關併發症。這些併發症包括(但不侷限於):.1.血清腫、血腫。2.復發。3.感染。4.內臟沾黏。5.對產品成分產生過敏反應。.	治療腹部疝氣．可防止腹內組織沾黏。	"1.最先進之外科修補原理,有效減低腹部疝氣病人的復發率。.2.植入品含可防止組織沾黏層並於機制後自體吸收。.3.植入品主體依人體功學彈性編織,有效減少病患的不適、疼痛感。"	47500	FSZ018055005	無
2240	帕瑞得複合式人工編網 PARIETEX COMPOSITE MESHES 20X15CM AS:COVIDIEN PCO2015F	PARIETEX COMPOSITE MESHES 20X15CM AS:COVIDIEN PCO2015F	治療腹部疝氣．可防止腹內組織沾黏。	可能出現因使用本產品腹壁層重建所引起的相關併發症。這些併發症包括(但不侷限於):.1.血清腫、血腫。2.復發。3.感染。4.內臟沾黏。5.對產品成分產生過敏反應。.	治療腹部疝氣．可防止腹內組織沾黏。	"1.最先進之外科修補原理,有效減低腹部疝氣病人的復發率。.2.植入品含可防止組織沾黏層並於機制後自體吸收。.3.植入品主體依人體功學彈性編織,有效減少病患的不適、疼痛感。"	32500	FSZ018055004	無
2241	艾力Y型支撐網補片 ALYTE Y-MESH GRAFT AS:BARD Y100	ALYTE Y-MESH GRAFT AS:BARD Y100	強化組織使用並能長期穩定需機械性支持的陰道脫垂骨盆板的筋膜結構	無	本產品是由輕薄且不可吸收性的單纖維聚丙烯編織成的網補片．使用於修補陰道頂部脫垂的薦骨陰道固定術時是很方便的．為治療陰道脫垂．網補片可經剪裁成所需形狀且不會散開。	"1.最先進之外科修補原理,有效減低腹部疝氣病人的復發率。.2.植入品含可防止組織沾黏層並於機制後自體吸收。.3.植入品主體依人體功學彈性編織,有效減少病患的不適、疼痛感。"	25000	FSZ022998001	無
2242	帕瑞得複合式人工編網 PARIETEX COMPOSITE MESHES 15X10CM AS:COVIDIEN PCO1510F	PARIETEX COMPOSITE MESHES 15X10CM AS:COVIDIEN PCO1510F	治療腹部疝氣．可防止腹內組織沾黏。	可能出現因使用本產品腹壁層重建所引起的相關併發症。這些併發症包括(但不侷限於):.1.血清腫、血腫。2.復發。3.感染。4.內臟沾黏。5.對產品成分產生過敏反應。.	治療腹部疝氣．可防止腹內組織沾黏。	"1.最先進之外科修補原理,有效減低腹部疝氣病人的復發率。.2.植入品含可防止組織沾黏層並於機制後自體吸收。.3.植入品主體依人體功學彈性編織,有效減少病患的不適、疼痛感。"	31000	FSZ018055002	無
2243	帕瑞得複合式人工編網 PARIETEX COMPOSITE MESHES Φ12CM AS:COVIDIEN PCO12F	PARIETEX COMPOSITE MESHES Φ12CM AS:COVIDIEN PCO12F	治療腹部疝氣(臍疝氣)．可防止腹內組織沾黏。	可能出現因使用本產品腹壁層重建所引起的相關併發症。這些併發症包括(但不侷限於):.1.血清腫、血腫。2.復發。3.感染。4.內臟沾黏。5.對產品成分產生過敏反應。.	治療腹部疝氣(臍疝氣)．可防止腹內組織沾黏。	"1.最先進之外科修補原理,有效減低腹部疝氣病人的復發率。.2.植入品含可防止組織沾黏層並於機制後自體吸收。.3.植入品主體依人體功學彈性編織,有效減少病患的不適、疼痛感。"	28000	FSZ018055001	無
2244	密閉式引流袋 吸取引流 TRU-CLOSE SUCTION DRAINAGE BAG 1000ML AS:URESIL TCS1000	TRU-CLOSE SUCTION DRAINAGE BAG 1000ML AS:URESIL TCS1000	"單一方向(one way)引流裝置引流氣體或液體, 並避免回流"	無	"2個 one way valve與引流袋一體成形, 有效與實際的防止氣體與液體回流, 使用方便容易, 並可以吸液體及氣體, 可使用於胸腔引流, 可使用至2周"	"一般胸腔引流瓶為濕式系統, 不可移動, 易感染, 需每天更換, 無法居家, 無法下床移動, 復原評估難, Uresil tru-close bag為乾式系統, 可移動, 可2周再更換, 可居家, 可下床移動, 病患可早日出院回家, 幫助病患早日康復, Suction bag 可用於一般傷口引流, 為全密閉式系統"	2500	CDPN2S300DKQ	保持袋子低於傷口引流處 利於重力引流
2245	帕瑞得複合式人工編網 PARIETEX COMPOSITE MESHES Φ9CM AS:COVIDIEN PCO9F	PARIETEX COMPOSITE MESHES Φ9CM AS:COVIDIEN PCO9F	治療腹部疝氣(臍疝氣)．可防止腹內組織沾黏。	可能出現因使用本產品腹壁層重建所引起的相關併發症。這些併發症包括(但不侷限於):.1.血清腫、血腫。2.復發。3.感染。4.內臟沾黏。5.對產品成分產生過敏反應。.	治療腹部疝氣(臍疝氣)．可防止腹內組織沾黏。	"1.最先進之外科修補原理,有效減低腹部疝氣病人的復發率。.2.植入品含可防止組織沾黏層並於機制後自體吸收。.3.植入品主體依人體功學彈性編織,有效減少病患的不適、疼痛感。"	28000	FSZ018055001	無
2246	密閉式引流袋 吸取引流 TRU-CLOSE SUCTION DRAINAGE BAG 500ML AS:URESIL TCS500D	TRU-CLOSE SUCTION DRAINAGE BAG 500ML AS:URESIL TCS500D	"單一方向(one way)引流裝置引流氣體或液體, 並避免回流"	無	"2個 one way valve與引流袋一體成形, 有效與實際的防止氣體與液體回流, 使用方便容易, 並可以吸液體及氣體, 可使用於胸腔引流, 可使用至2周"	"一般胸腔引流瓶為濕式系統, 不可移動, 易感染, 需每天更換, 無法居家, 無法下床移動, 復原評估難, Uresil tru-close bag為乾式系統, 可移動, 可2周再更換, 可居家, 可下床移動, 病患可早日出院回家, 幫助病患早日康復, Suction bag 可用於一般傷口引流, 為全密閉式系統"	2500	CDPN2S300DKQ	保持袋子低於傷口引流處 利於重力引流
2247	特保豪可周邊血管粥樣硬化切除系統 TURBOHAWK PERIPHERAL PLAQUE EXCISION SYSTEM AS：EV3 MTI THS-SX-C	TURBOHAWK PERIPHERAL PLAQUE EXCISION SYSTEM AS：EV3 MTI THS-SX-C	自體周邊動脈血管系統的原發性及再狹窄動脈的粥樣斑塊切除。	動脈破裂出血．栓塞需手術修補修復。	經由栓塞防護系統導絲．來切除周邊血管粥樣硬化組織。	跟健保給付之股淺動脈支架比較．一年的通暢率同．皆為78%。但特保豪可將周邊血管粥樣硬化切除後．沒有在病人體內留下任何異物。病人若未來有需要再回診治療．有較多醫療選擇。	115000	CTZ023760001	"禁忌症為周圍血管部位的支架內在狹窄．血栓性中風、出血性中風、顱內出血或動脈瘤．凝血功能障礙、過去3個月有重大手術．對阿斯匹靈過敏或不適者。"
2248	密閉式引流袋 重力引流 TRU-CLOSE GRAVITY DRAINAGE BAG 20"X600ML AS:URESIL TC600	TRU-CLOSE GRAVITY DRAINAGE BAG 20"X600ML AS:URESIL TC600	"單一方向(one way)引流裝置引流氣體或液體, 並避免回流"	無	"one way valve與引流袋一體成形, 有效與實際的防止氣體與液體回流, 使用方便容易, 可用於胸腔引流可使用至2周"	"一般胸腔引流瓶為濕式系統, 不可移動, 易感染, 需每天更換, 無法居家, 無法下床移動, 復原評估難, Uresil tru-close bag為乾式系統, 可移動, 可2周再更換, 可居家, 可下床移動, 病患可早日出院回家, 幫助病患早日康復"	900	CDPN2G600NKQ	保持袋子低於傷口引流處 利於重力引流
2249	密閉式引流袋 重力引流 TRU-CLOSE GRAVITY DRAINAGE BAG 36"X600ML AS:URESIL TC600L	TRU-CLOSE GRAVITY DRAINAGE BAG 36"X600ML AS:URESIL TC600L	"單一方向(one way)引流裝置引流氣體或液體, 並避免回流"	無	"one way valve與引流袋一體成形, 有效與實際的防止氣體與液體回流, 使用方便容易, 可用於胸腔引流可使用至2周"	"一般胸腔引流瓶為濕式系統, 不可移動, 易感染, 需每天更換, 無法居家, 無法下床移動, 復原評估難, Uresil tru-close bag為乾式系統, 可移動, 可2周再更換, 可居家, 可下床移動, 病患可早日出院回家, 幫助病患早日康復"	900	CDPN2G600NKQ	保持袋子低於傷口引流處 利於重力引流
2250	密閉式引流袋 吸取引流 TRU-CLOSE SUCTION DRAINAGE BAG 300ML AS:URESIL TCS300D	TRU-CLOSE SUCTION DRAINAGE BAG 300ML AS:URESIL TCS300D	"單一方向(one way)引流裝置引流氣體或液體, 並避免回流"	無	"2個 one way valve與引流袋一體成形, 有效與實際的防止氣體與液體回流, 使用方便容易, 並可以吸液體及氣體, 可使用於胸腔引流, 可使用至2周"	"一般胸腔引流瓶為濕式系統, 不可移動, 易感染, 需每天更換, 無法居家, 無法下床移動, 復原評估難, Uresil tru-close bag為乾式系統, 可移動, 可2周再更換, 可居家, 可下床移動, 病患可早日出院回家, 幫助病患早日康復, Suction bag 可用於一般傷口引流, 為全密閉式系統"	2500	CDPN2S300DKQ	保持袋子低於傷口引流處 利於重力引流
2251	特保豪可周邊血管粥樣硬化切除系統 TURBOHAWK PERIPHERAL PLAQUE EXCISION SYSTEM AS：EV3 MTI TH-LS-M	TURBOHAWK PERIPHERAL PLAQUE EXCISION SYSTEM AS：EV3 MTI TH-LS-M	自體周邊動脈血管系統的原發性及再狹窄動脈的粥樣斑塊切除。	動脈破裂出血．栓塞需手術修補修復。	經由栓塞防護系統導絲．來切除周邊血管粥樣硬化組織。	跟健保給付之股淺動脈支架比較．一年的通暢率同．皆為78%。但特保豪可將周邊血管粥樣硬化切除後．沒有在病人體內留下任何異物。病人若未來有需要再回診治療．有較多醫療選擇。	115000	CTZ023760001	"禁忌症為周圍血管部位的支架內在狹窄．血栓性中風、出血性中風、顱內出血或動脈瘤．凝血功能障礙、過去3個月有重大手術．對阿斯匹靈過敏或不適者。"
2252	特保豪可周邊血管粥樣硬化切除系統 TURBOHAWK PERIPHERAL PLAQUE EXCISION SYSTEM AS：EV3 MTI THS-LX-C	TURBOHAWK PERIPHERAL PLAQUE EXCISION SYSTEM AS：EV3 MTI THS-LX-C	自體周邊動脈血管系統的原發性及再狹窄動脈的粥樣斑塊切除。	動脈破裂出血．栓塞需手術修補修復。	經由栓塞防護系統導絲．來切除周邊血管粥樣硬化組織。	跟健保給付之股淺動脈支架比較．一年的通暢率同．皆為78%。但特保豪可將周邊血管粥樣硬化切除後．沒有在病人體內留下任何異物。病人若未來有需要再回診治療．有較多醫療選擇。	115000	CTZ023760001	"禁忌症為周圍血管部位的支架內在狹窄．血栓性中風、出血性中風、顱內出血或動脈瘤．凝血功能障礙、過去3個月有重大手術．對阿斯匹靈過敏或不適者。"

2253	特保豪可周邊血管粥樣硬化切除系統 TURBOHAWK PERIPHERAL PLAQUE EXCISION SYSTEM AS：EV3 MTI THS-SS-C	TURBOHAWK PERIPHERAL PLAQUE EXCISION SYSTEM AS：EV3 MTI THS-SS-C	自體周邊動脈血管系統的原發性及再狹窄動脈的粥樣斑塊切除．	動脈破裂出血．栓塞需手術修補修復．	經由栓塞防護系統導絲．來切除周邊血管粥樣硬化組織．	跟健保給付之股淺動脈支架比較．一年的通暢率同．皆為78%．但特保豪可將周邊血管粥樣硬化切除後．沒有在病人體內留下任何異物．病人若未來有需要再回診治療．有較多醫療選擇．	115000	CTZ023760001	"禁忌症為周圍血管部位的支架內在狹窄．血栓性中風、出血性中風、顱內出血或動脈瘤．凝血功能障礙、過去3個月有重大手術．對阿斯匹靈過敏或不適者．"
2254	特保豪可周邊血管粥樣硬化切除系統 TURBOHAWK PERIPHERAL PLAQUE EXCISION SYSTEM AS：EV3 MTI THS-LS-C	TURBOHAWK PERIPHERAL PLAQUE EXCISION SYSTEM AS：EV3 MTI THS-LS-C	自體周邊動脈血管系統的原發性及再狹窄動脈的粥樣斑塊切除．	動脈破裂出血．栓塞需手術修補修復．	經由栓塞防護系統導絲．來切除周邊血管粥樣硬化組織．	跟健保給付之股淺動脈支架比較．一年的通暢率同．皆為78%．但特保豪可將周邊血管粥樣硬化切除後．沒有在病人體內留下任何異物．病人若未來有需要再回診治療．有較多醫療選擇．	115000	CTZ023760001	"禁忌症為周圍血管部位的支架內在狹窄．血栓性中風、出血性中風、顱內出血或動脈瘤．凝血功能障礙、過去3個月有重大手術．對阿斯匹靈過敏或不適者．"
2255	兒童動脈套管 DLP ONE PIECE PEDIATRIC ATERIAL CANNULAE 12FR AS:MEDTRONIC 77012	DLP ONE PIECE PEDIATRIC ATERIAL CANNULAE 12FR AS:MEDTRONIC 77012	在心肺體外循環系統中做為升主動脈灌流用．最長可使用六小時	無已知的副作用或禁忌症	在心肺體外循環系統中做為升主動脈灌流用．最長可使用六小時	"具彈性薄壁鋼線繞體,尖端斜面構造．可避免套管產生折痕．,每隔一公分有深度標記及尖端定位線可指示放入血管內的深度及斜面方向．具導引內鞘及止血塞．管壁有排氣接孔．套管長度為9"(23cm)方便配置手術視野．"	4800	CHA01DLP77M4	無
2256	兒童動脈套管 DLP ONE PIECE PEDIATRIC ATERIAL CANNULAE 14FR AS:MEDTRONIC 77014	DLP ONE PIECE PEDIATRIC ATERIAL CANNULAE 14FR AS:MEDTRONIC 77014	"此產品設計特點可讓心臟外科醫師更方便置放於兒童體內,此外,管壁較薄的設計可增加動脈灌注的流量"	無	"此產品設計特點可讓心臟外科醫師更方便置放於兒童體內,此外,管壁較薄的設計可增加動脈灌注的流量"	"較薄的套管壁,可提升灌注.的流速．"	4800	CHA01DLP77M4	無
2257	兒童動脈套管 DLP ONE PIECE PEDIATRIC ATERIAL CANNULAE 16FR AS:MEDTRONIC 77016	DLP ONE PIECE PEDIATRIC ATERIAL CANNULAE 16FR AS:MEDTRONIC 77016	在心肺體外循環系統中做為升主動脈灌流用．最長可使用六小時	無	在心肺體外循環系統中做為升主動脈灌流用．最長可使用六小時	"具彈性薄壁鋼線繞體,尖端斜面構造．可避免套管產生折痕．,每隔一公分有深度標記及尖端定位線可指示放入血管內的深度及斜面方向．具導引內鞘及止血塞．管壁有排氣接孔．套管長度為9"(23cm)方便配置手術視野．"	4800	CHA01DLP77M4	無
2258	兒童動脈套管 DLP ONE PIECE PEDIATRIC ATERIAL CANNULAE 10FR AS:MEDTRONIC 77010	DLP ONE PIECE PEDIATRIC ATERIAL CANNULAE 10FR AS:MEDTRONIC 77010	"此產品設計特點可讓心臟外科醫師更方便置放於兒童體內,此外,管壁較薄的設計可增加動脈灌注的流量"	無	"此產品設計特點可讓心臟外科醫師更方便置放於兒童體內,此外,管壁較薄的設計可增加動脈灌注的流量"	"較薄的套管壁,可提升灌注.的流速．"	4800	CHA01DLP77M4	無
2259	兒童動脈套管 DLP ONE PIECE PEDIATRIC ATERIAL CANNULAE 8FR AS:MEDTRONIC 77008	DLP ONE PIECE PEDIATRIC ATERIAL CANNULAE 8FR AS:MEDTRONIC 77008	心肺體外循環系統中做為升主動脈灌流用．最長可使用六小時	無已知的副作用或禁忌症	心肺體外循環系統中做為升主動脈灌流用．最長可使用六小時	"具彈性薄壁鋼線繞體,尖端斜面構造．可避免套管產生折痕．,每隔一公分有深度標記及尖端定位線可指示放入血管內的深度及斜面方向．具導引內鞘及止血塞．管壁有排氣接孔．套管長度為9"(23cm)方便配置手術視野．."	4800	CHA01DLP77M4	無
2260	優柔舒腫瘤輸尿管支架組 UROSOFT TUMOR STENT SET 6FR 26CM(30CM) AS:ANGIOMED 60521050	UROSOFT TUMOR STENT SET 6FR 26CM(30CM) AS:ANGIOMED 60521050	保持輸尿管支架之完整性與引流量；可避免腫瘤引起輸尿管壓迫或懷孕期間尿液滯留	"輸尿管發炎,膀胱發炎,結垢/阻塞,位移/脫位,破裂．"	特殊硬化處理的輸尿管支架特別適用因腫瘤引起輸尿管壓迫或懷孕期間尿液滯留．	健保品項無硬化處理容易因病人腫瘤壓迫而扭曲阻塞導致尿液滯留．	9300	CKD03USTUMAN	無
2261	優柔舒腫瘤輸尿管支架組 UROSOFT TUMOR STENT SET 7FR 22CM(26CM) AS:ANGIOMED 60522030	UROSOFT TUMOR STENT SET 7FR 22CM(26CM) AS:ANGIOMED 60522030	保持輸尿管支架之完整性與引流量；可避免腫瘤引起輸尿管壓迫或懷孕期間尿液滯留	"輸尿管發炎,膀胱發炎,結垢/阻塞,位移/脫位,破裂．"	特殊硬化處理的輸尿管支架特別適用因腫瘤引起輸尿管壓迫或懷孕期間尿液滯留．	健保品項無硬化處理容易因病人腫瘤壓迫而扭曲阻塞導致尿液滯留．	9300	CKD03USTUMAN	無
2262	優柔舒腫瘤輸尿管支架組 UROSOFT TUMOR STENT SET 7FR 24CM(28CM) AS:ANGIOMED 60522040	UROSOFT TUMOR STENT SET 7FR 24CM(28CM) AS:ANGIOMED 60522040	保持輸尿管支架之完整性與引流量；可避免腫瘤引起輸尿管壓迫或懷孕期間尿液滯留	"輸尿管發炎,膀胱發炎,結垢/阻塞,位移/脫位,破裂．"	特殊硬化處理的輸尿管支架特別適用因腫瘤引起輸尿管壓迫或懷孕期間尿液滯留．	健保品項無硬化處理容易因病人腫瘤壓迫而扭曲阻塞導致尿液滯留．	9300	CKD03USTUMAN	無
2263	優柔舒腫瘤輸尿管支架組 UROSOFT TUMOR STENT SET 7FR 26CM(30CM) AS:ANGIOMED 60522050	UROSOFT TUMOR STENT SET 7FR 26CM(30CM) AS:ANGIOMED 60522050	保持輸尿管支架之完整性與引流量；可避免腫瘤引起輸尿管壓迫或懷孕期間尿液滯留	"輸尿管發炎,膀胱發炎,結垢/阻塞,位移/脫位,破裂．"	特殊硬化處理的輸尿管支架特別適用因腫瘤引起輸尿管壓迫或懷孕期間尿液滯留．	健保品項無硬化處理容易因病人腫瘤壓迫而扭曲阻塞導致尿液滯留．	9300	CKD03USTUMAN	無
2264	輸尿管導管 INLAY URETERAL STENT 6FR x 26cm AS:BARD BA788626	INLAY URETERAL STENT 6FR X 26CM AS:BARD BA788626	腎、膀胱間之輸尿管引流	感染	適用於減輕在輸尿管良性．惡性創傷後不同情況的阻塞．	"由於導管外壁有特殊塗層,不和尿液中的結晶石附著於管壁,而造成阻塞,因此相對比一般輸尿管導管可留置時間長,病患可以不用時常回診更換,除減輕患者疼痛外也節省醫療資源"	6000	CKD02LAYMABA	建議植入時間不可超過365天．
2265	優柔舒腫瘤輸尿管支架組 UROSOFT TUMOR STENT SET 6FR 24CM(28CM) AS:ANGIOMED 60521040	UROSOFT TUMOR STENT SET 6FR 24CM(28CM) AS:ANGIOMED 60521040	保持輸尿管支架之完整性與引流量；可避免腫瘤引起輸尿管壓迫或懷孕期間尿液滯留	"輸尿管發炎,膀胱發炎,結垢/阻塞,位移/脫位,破裂．"	特殊硬化處理的輸尿管支架特別適用因腫瘤引起輸尿管壓迫或懷孕期間尿液滯留．	健保品項無硬化處理容易因病人腫瘤壓迫而扭曲阻塞導致尿液滯留．	9300	CKD03USTUMAN	無
2266	優柔舒腫瘤輸尿管支架組 UROSOFT TUMOR STENT SET 6FR 22CM(26CM) AS:ANGIOMED 60521030	UROSOFT TUMOR STENT SET 6FR 22CM(26CM) AS:ANGIOMED 60521030	保持輸尿管支架之完整性與引流量；可避免腫瘤引起輸尿管壓迫或懷孕期間尿液滯留	"輸尿管發炎,膀胱發炎,結垢/阻塞,位移/脫位,破裂．"	特殊硬化處理的輸尿管支架特別適用因腫瘤引起輸尿管壓迫或懷孕期間尿液滯留．	健保品項無硬化處理容易因病人腫瘤壓迫而扭曲阻塞導致尿液滯留．	9300	CKD03USTUMAN	無
2267	環型十極可調式電極導管 7FR 25-15MMX8MMX115CM AS:BIOSENSE WEBSTER D7L102515RT	LASSO 2515 VARIABLE DECAPOLAR ELECTREDE CATHETER 7FR 25-15MMX8MMX115CM AS:BIOSENSE WEBSTER D7L102515RT	一體成型的環形設計導管可藉由直接貼靠肺靜脈與左心房的交接處．針對肺靜脈的立體管腔結構同時採取環狀多點訊號以判斷異常放電點．	無	鎳鈦合金的導管設計．可隨病患的靜脈尺寸從25mm到15mm的範圍張開或縮小．以刺激與記錄心臟訊號．取得心房電位圖．	傳統直式導管僅能用末端電極做訊號的單點蒐集與定位．不僅無法提供全面性的訊息顯示．對於難以處理的殘餘電位更會增加使用上難度．耗費使用者精神與體力．	77000	CXZ007774003	"不適用裝有人工瓣膜的病患．禁止使用逆行法,以免造成左心室或瓣膜之壓迫性損害．亦不建議用於心室．"
2268	環型二十極可調式電極導管 7FR 25-15MMX8MMX115CM AS:BIOSENSE WEBSTER D7L202515RT	LASSO 2515 VARIABLE TWENTY ELECTREDE CATHETER 7FR 25-15MMX8MMX115CM AS:BIOSENSE WEBSTER D7L202515RT	一體成型的環形設計導管可藉由直接貼靠肺靜脈與左心房的交接處．針對肺靜脈的立體管腔結構同時採取環狀多點訊號以判斷異常放電點．	無	鎳鈦合金的導管設計．可隨病患的靜脈尺寸從25mm到15mm的範圍張開或縮小．以刺激與記錄心臟訊號．取得心房電位圖．	傳統直式導管僅能用末端電極做訊號的單點蒐集與定位．不僅無法提供全面性的訊息顯示．對於難以處理的殘餘電位更會增加使用上難度．耗費使用者精神與體力．	77000	CXZ007774004	"不適用裝有人工瓣膜的病患．禁止使用逆行法,以免造成左心室或瓣膜之壓迫性損害．亦不建議用於心室．"
2269	梵寇思麥奇冠狀動脈微導引導管 FINECROSS CORONARY MICRO-GUIDE CATHETER 1.8FR 130CM AS:TERUMO NC-F863A	FINECROSS CORONARY MICRO-GUIDE CATHETER 1.8FR 130CM AS:TERUMO NC-F863A	進行經皮冠狀動脈介入處置．以經皮途徑引入血管中．用以支撐導線穿越冠狀動脈的局部狹窄受損處．	經皮冠狀動脈介入處置（PCI）的可能併發症包括．但並不僅限於以下各項：急性心肌梗塞'低血壓'冠狀動脈完全阻塞'插管傷口感染及併發症'冠狀動脈切離、穿孔、破裂和受損'冠狀動脈痙攣'出血併發症'心房顫脈廣管	"1. 特殊SUS編織管徑, 可預防破裂並增加安全性. 2. 親水性專利材質塗層 3. 較小的外徑可深入血管中, 提供優良的支撐力"	"比健保品項有更優秀的操控性和支撐性, 增加導線通過病灶的機率"	19390	CGZ018630001	請勿使用動力注射器來注射顯影劑． 最大注射壓力不可超過300psi．.
2270	梵寇思麥奇冠狀動脈微導引導管 FINECROSS CORONARY MICRO-GUIDE CATHETER 1.8FR 150CM AS:TERUMO NC-F865A	FINECROSS CORONARY MICRO-GUIDE CATHETER 1.8FR 150CM AS:TERUMO NC-F865A	進行經皮冠狀動脈介入處置．以經皮途徑引入血管中．用以支撐導線穿越冠狀動脈的局部狹窄受損處．	經皮冠狀動脈介入處置（PCI）的可能併發症包括．但並不僅限於以下各項：急性心肌梗塞'低血壓'冠狀動脈完全阻塞'插管傷口感染及併發症'冠狀動脈切離、穿孔、破裂和受損'冠狀動脈痙攣'出血併發症'心房顫脈廣管	"1. 特殊SUS編織管徑, 可預防破裂並增加安全性. 2. 親水性專利材質塗層 3. 較小的外徑可深入血管中, 提供優良的支撐力"	"比健保品項有更優秀的操控性和支撐性, 增加導線通過病灶的機率"	19390	CGZ018630001	請勿使用動力注射器來注射顯影劑． 最大注射壓力不可超過300psi．.
2271	環型二十極電極導管 7FR 15MMX4.5MMX115CM AS:BIOSENSE WEBSTER D7-L20-15-RT	LASSO 20-POLE DEFLECTABLE CIRCULAR MAPPING CATHETER 7FR 15MMX4.5MMX115CM AS:BIOSENSE WEBSTER D7-L20-15-RT	一體成型的環形設計導管可藉由直接貼靠肺靜脈與左心房的交接處．針對肺靜脈的立體管腔結構同時採取環狀多點訊號以判斷異常放電點．	無	鎳鈦合金的導管設計．為固定15mm環型20極電極導管．以刺激與記錄心臟訊號．取得心房電位圖．	傳統直式導管僅能用末端電極做訊號的單點蒐集與定位．不僅無法提供全面性的訊息顯示．對於難以處理的殘餘電位更會增加使用上難度．耗費使用者精神與體力．	64300	CXZ007774002	"不適用裝有人工瓣膜的病患．禁止使用逆行法,以免造成左心室或瓣膜之壓迫性損害．亦不建議用於心室．"
2272	環型二十極電極導管 7FR 20MMX6.0MMX115CM AS:BIOSENSE WEBSTER D7-L20-20-RT	LASSO 20-POLE DEFLECTABLE CIRCULAR MAPPING CATHETER 7FR 20MMX6.0MMX115CM AS:BIOSENSE WEBSTER D7-L20-20-RT	一體成型的環形設計導管可藉由直接貼靠肺靜脈與左心房的交接處．針對肺靜脈的立體管腔結構同時採取環狀多點訊號以判斷異常放電點．	無	鎳鈦合金的導管設計．為固定20mm環型20極電極導管．以刺激與記錄心臟訊號．取得心房電位圖．	傳統直式導管僅能用末端電極做訊號的單點蒐集與定位．不僅無法提供全面性的訊息顯示．對於難以處理的殘餘電位更會增加使用上難度．耗費使用者精神與體力．	64300	CXZ007774002	"不適用裝有人工瓣膜的病患．禁止使用逆行法,以免造成左心室或瓣膜之壓迫性損害．亦不建議用於心室．"

2273	環型二十極電極導管 7FR 25MMX8.0MMX115CM AS:BIOSENSE WEBSTER D7-L20-25-RT	LASSO 20-POLE DEFLECTABLE CIRCULAR MAPPING CATHETER 7FR 25MMX8.0MMX115CM AS:BIOSENSE WEBSTER D7-L20-25-RT	一體成型的環形設計導管可藉由直接貼靠肺靜脈與左心房的交接處，針對肺靜脈的立體管腔結構同時採取環狀多點訊號以判斷異常放電點。	無	鎳鈦合金的導管設計，為固定25mm環型20極電極導管，以刺激與記錄心臟訊號，取得心房電位圖。	傳統直式導管僅能用末端電極做訊號的單點蒐集與定位，不僅無法提供全面性的訊息顯示，對於難以處理的殘餘電位更會增加使用上難度，耗費使用者精神與體力。	64300	CXZ007774002	"不適用裝有人工瓣膜的病患。禁止使用逆行法,以免造成左心室或瓣膜之壓迫性損害。亦不建議用於心室。"
2274	導引導線　３２５ＣＭ　附扭轉器	ROTAWIRE FLOPPY GUIDE WIRE WITH WIRECLIP TORQUER	冠狀動脈血管疾病。	當旋轉鑽頭高速旋轉時勿讓其維持在同一處，如此導引線會有磨損之虞。小心推進或縮回旋轉鑽頭高速旋轉當其時高速旋轉動作進行時。在很多情況下當除去的工作需進行較長時間，特別是在鈣化、角狀病變的情況下，需重置導引線並露出之前未使用的部份或者更換導引線以防毀損。	導引線.能配合冠狀動脈血管研磨鑽系統的導引線有：、　　A型、　　C型、　　Floppy型、Floppy Gold型、標準型、輔助型以及附屬輔助型等羅塔導引線。這些導引線直徑為.009英吋、長度大體上為325公分。其區別在於彈性尖端長度、近側管身至彈性尖端間的硬度以及不透X光性。	臨床需使用且無同類特材.1.為羅塔塔特旋轉血管成型系統特別設計的導引線，材質柔軟，以利於在施行旋磨術時能讓旋磨球維持在血管腔的正同心圓的位置，可以將病灶做360度的旋磨。	7380	CBZ011289001	無
2275	轉動傳進器組	ROTALINK ADVANCER	以導管為基礎的血管成型術用產品，利用彈性的操縱管身尖端，以鑽石包覆成橢圓形鑽頭	無	"""波士頓科技""羅塔塔特旋轉血管成形系統是以導管為基礎的血管成型術用產品，利用彈性的操縱管身尖端，以鑽石包覆成橢圓形鑽頭。導引線上共軸軌跡每秒轉速高達190,000次，橢圓形鑽頭可將無彈性之板塊除去且不影響建康的人體網狀內皮組織系統。"	無	30060	CBZ010939001	無
2276	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 DIAMOND 8MMX14.0CM AS:BOSTON M001363930	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM DIAMOND 8MMX14.0CM AS:BOSTON M001363930	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2277	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 DIAMOND 10MMX21.5CM AS:BOSTON M001363940	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM DIAMOND 10MMX21.5CM AS:BOSTON M001363940	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2278	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 DIAMOND 6MMX9.2CM AS:BOSTON M001363920	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM DIAMOND 6MMX9.2CM AS:BOSTON M001363920	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2279	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 CUBE 20MMX40MM AS:BOSTON M001363830	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM CUBE 20MMX40MM AS:BOSTON M001363830	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2280	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 DIAMOND 4MMX4.5CM AS:BOSTON M001363910	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM DIAMOND 4MMX4.5CM AS:BOSTON M001363910	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2281	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 CUBE 15MMX40MM AS:BOSTON M001363820	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM CUBE 15MMX40MM AS:BOSTON M001363820	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2282	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 CUBE 10MMX40MM AS:BOSTON M001363800	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM CUBE 10MMX40MM AS:BOSTON M001363800	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2283	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 CUBE 15MMX25MM AS:BOSTON M001363810	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM CUBE 15MMX25MM AS:BOSTON M001363810	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2284	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 CUBE 10MMX25MM AS:BOSTON M001363790	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM CUBE 10MMX25MM AS:BOSTON M001363790	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2285	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 CUBE 8MMX40MM AS:BOSTON M001363770	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM CUBE 8MMX40MM AS:BOSTON M001363770	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2286	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 CUBE 10MMX15MM AS:BOSTON M001363780	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM CUBE 10MMX15MM AS:BOSTON M001363780	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2287	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 CUBE 8MMX20MM AS:BOSTON M001363760	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM CUBE 8MMX20MM AS:BOSTON M001363760	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2288	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 CUBE 6MMX20MM AS:BOSTON M001363730	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM CUBE 6MMX20MM AS:BOSTON M001363730	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2289	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 CUBE 8MMX15MM AS:BOSTON M001363750	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM CUBE 8MMX15MM AS:BOSTON M001363750	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2290	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 CUBE 6MMX10MM AS:BOSTON M001363720	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM CUBE 6MMX10MM AS:BOSTON M001363720	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2291	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 CUBE 4MMX6MM AS:BOSTON M001363700	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM CUBE 4MMX6MM AS:BOSTON M001363700	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2292	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 CUBE 4MMX15MM AS:BOSTON M001363710	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM CUBE 4MMX15MM AS:BOSTON M001363710	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2293	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 18MMX40CM AS:BOSTON M001363670	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 18MMX40CM AS:BOSTON M001363670	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2294	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 15MMX40CM AS:BOSTON M001363650	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 15MMX40CM AS:BOSTON M001363650	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無

2295	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 18MMX20CM AS:BOSTON M001363660	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 18MMX20CM AS:BOSTON M001363660	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2296	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 15MMX20CM AS:BOSTON M001363640	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 15MMX20CM AS:BOSTON M001363640	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2297	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 12MMX20CM AS:BOSTON M001363620	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 12MMX20CM AS:BOSTON M001363620	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2298	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 12MMX40CM AS:BOSTON M001363630	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 12MMX40CM AS:BOSTON M001363630	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2299	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 10MMX40CM AS:BOSTON M001363610	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 10MMX40CM AS:BOSTON M001363610	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2300	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 8MMX40CM AS:BOSTON M001363590	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 8MMX40CM AS:BOSTON M001363590	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2301	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 10MMX20CM AS:BOSTON M001363600	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 10MMX20CM AS:BOSTON M001363600	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2302	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 8MMX20CM AS:BOSTON M001363580	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 8MMX20CM AS:BOSTON M001363580	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2303	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 6MMX40CM AS:BOSTON M001363560	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 6MMX40CM AS:BOSTON M001363560	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2304	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 8MMX10CM AS:BOSTON M001363570	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 8MMX10CM AS:BOSTON M001363570	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2305	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 6MMX20CM AS:BOSTON M001363550	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 6MMX20CM AS:BOSTON M001363550	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2306	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 4MMX20CM AS:BOSTON M001363530	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 4MMX20CM AS:BOSTON M001363530	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2307	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 6MMX10CM AS:BOSTON M001363540	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 6MMX10CM AS:BOSTON M001363540	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2308	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 4MMX10CM AS:BOSTON M001363520	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 4MMX10CM AS:BOSTON M001363520	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2309	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 3MMX4CM AS:BOSTON M001363500	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 3MMX4CM AS:BOSTON M001363500	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2310	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 4MMX4CM AS:BOSTON M001363510	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 4MMX4CM AS:BOSTON M001363510	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2311	內部鎖固纖維式IDC關閉系統 INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM DIAMOND 2/5MMX5.8CM AS:BOSTON M001361760	INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM DIAMOND 2/5MMX5.8CM AS:BOSTON M001361760	阻斷周圍血管或降低血流流速	可能由導管插入術引發的併發症(例如：插入部位血腫、導管尖端形成凝塊且造成移位、神經和血管剝離或穿孔)等	阻斷周圍血管或降低血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ021759001	無
2312	內部鎖固纖維式IDC關閉系統 INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 14MMX30CM AS:BOSTON M001361640	INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 14MMX30CM AS:BOSTON M001361640	阻斷周圍血管或降低血流流速	可能由導管插入術引發的併發症(例如：插入部位血腫、導管尖端形成凝塊且造成移位、神經和血管剝離或穿孔)等	阻斷周圍血管或降低血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ021759001	無
2313	內部鎖固纖維式IDC關閉系統 INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM DIAMOND 2/3MMX2.3CM AS:BOSTON M001361740	INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM DIAMOND 2/3MMX2.3CM AS:BOSTON M001361740	阻斷周圍血管或降低血流流速	可能由導管插入術引發的併發症(例如：插入部位血腫、導管尖端形成凝塊且造成移位、神經和血管剝離或穿孔)等	阻斷周圍血管或降低血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ021759001	無
2314	內部鎖固纖維式IDC關閉系統 INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM DIAMOND 2/4MMX4.1CM AS:BOSTON M001361750	INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM DIAMOND 2/4MMX4.1CM AS:BOSTON M001361750	阻斷周圍血管或降低血流流速	可能由導管插入術引發的併發症(例如：插入部位血腫、導管尖端形成凝塊且造成移位、神經和血管剝離或穿孔)等	阻斷周圍血管或降低血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ021759001	無
2315	內部鎖固纖維式IDC關閉系統 INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 14MMX20CM AS:BOSTON M001361630	INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 14MMX20CM AS:BOSTON M001361630	阻斷周圍血管或降低血流流速	可能由導管插入術引發的併發症(例如：插入部位血腫、導管尖端形成凝塊且造成移位、神經和血管剝離或穿孔)等	阻斷周圍血管或降低血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ021759001	無

2316	內部鎖固纖維式IDC關閉系統 INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 10MMX30CM AS:BOSTON M001361600	INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 10MMX30CM AS:BOSTON M001361600	阻斷周圍血管或降低血流流速	可能由導管插入術引發的併發症(例如：插入部位血腫、導管尖端形成凝塊且造成移位、神經和血管刺離或穿孔)等	阻斷周圍血管或降低血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ021759001	無
2317	內部鎖固纖維式IDC關閉系統 INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 12MMX20CM AS:BOSTON M001361610	INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 12MMX20CM AS:BOSTON M001361610	阻斷周圍血管或降低血流流速	可能由導管插入術引發的併發症(例如：插入部位血腫、導管尖端形成凝塊且造成移位、神經和血管刺離或穿孔)等	阻斷周圍血管或降低血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ021759001	無
2318	內部鎖固纖維式IDC關閉系統 INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 12MMX30CM AS:BOSTON M001361620	INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 12MMX30CM AS:BOSTON M001361620	阻斷周圍血管或降低血流流速	可能由導管插入術引發的併發症(例如：插入部位血腫、導管尖端形成凝塊且造成移位、神經和血管刺離或穿孔)等	阻斷周圍血管或降低血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ021759001	無
2319	內部鎖固纖維式IDC關閉系統 INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 10MMX20CM AS:BOSTON M001361590	INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 10MMX20CM AS:BOSTON M001361590	阻斷周圍血管或降低血流流速	可能由導管插入術引發的併發症(例如：插入部位血腫、導管尖端形成凝塊且造成移位、神經和血管刺離或穿孔)等	阻斷周圍血管或降低血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ021759001	無
2320	內部鎖固纖維式IDC關閉系統 INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 6MMX10CM AS:BOSTON M001361560	INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 6MMX10CM AS:BOSTON M001361560	阻斷周圍血管或降低血流流速	可能由導管插入術引發的併發症(例如：插入部位血腫、導管尖端形成凝塊且造成移位、神經和血管刺離或穿孔)等	阻斷周圍血管或降低血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ021759001	無
2321	內部鎖固纖維式IDC關閉系統 INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 6MMX20CM AS:BOSTON M001361570	INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 6MMX20CM AS:BOSTON M001361570	阻斷周圍血管或降低血流流速	可能由導管插入術引發的併發症(例如：插入部位血腫、導管尖端形成凝塊且造成移位、神經和血管刺離或穿孔)等	阻斷周圍血管或降低血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ021759001	無
2322	內部鎖固纖維式IDC關閉系統 INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 8MMX20CM AS:BOSTON M001361580	INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 8MMX20CM AS:BOSTON M001361580	阻斷周圍血管或降低血流流速	可能由導管插入術引發的併發症(例如：插入部位血腫、導管尖端形成凝塊且造成移位、神經和血管刺離或穿孔)等	阻斷周圍血管或降低血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ021759001	無
2323	內部鎖固纖維式IDC關閉系統 INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 5MMX15CM AS:BOSTON M001361550	INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 5MMX15CM AS:BOSTON M001361550	阻斷周圍血管或降低血流流速	可能由導管插入術引發的併發症(例如：插入部位血腫、導管尖端形成凝塊且造成移位、神經和血管刺離或穿孔)等	阻斷周圍血管或降低血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ021759001	無
2324	內部鎖固纖維式IDC關閉系統 INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 4MMX8CM AS:BOSTON M001361520	INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 4MMX8CM AS:BOSTON M001361520	阻斷周圍血管或降低血流流速	可能由導管插入術引發的併發症(例如：插入部位血腫、導管尖端形成凝塊且造成移位、神經和血管刺離或穿孔)等	阻斷周圍血管或降低血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ021759001	無
2325	內部鎖固纖維式IDC關閉系統 INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 4MMX15CM AS:BOSTON M001361530	INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 4MMX15CM AS:BOSTON M001361530	阻斷周圍血管或降低血流流速	可能由導管插入術引發的併發症(例如：插入部位血腫、導管尖端形成凝塊且造成移位、神經和血管刺離或穿孔)等	阻斷周圍血管或降低血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ021759001	無
2326	內部鎖固纖維式IDC關閉系統 INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 5MMX8CM AS:BOSTON M001361540	INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 5MMX8CM AS:BOSTON M001361540	阻斷周圍血管或降低血流流速	可能由導管插入術引發的併發症(例如：插入部位血腫、導管尖端形成凝塊且造成移位、神經和血管刺離或穿孔)等	阻斷周圍血管或降低血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ021759001	無
2327	內部鎖固纖維式IDC關閉系統 INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 3MMX12CM AS:BOSTON M001361510	INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 3MMX12CM AS:BOSTON M001361510	阻斷周圍血管或降低血流流速	可能由導管插入術引發的併發症(例如：插入部位血腫、導管尖端形成凝塊且造成移位、神經和血管刺離或穿孔)等	阻斷周圍血管或降低血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ021759001	無
2328	威力艾斯植入式注射座 POWERPORT ISP IMPLANTABLE PORT MRI 6F AS:BARD 8806061	POWERPORT ISP IMPLANTABLE PORT MRI 6F AS:BARD 8806061	患者治療時需要立重複通至血管系統，注射藥物、靜脈輸液、非口服營養液、血液產品及抽取血液樣本。	"此器材禁忌於將導管放入於鎖骨下靜脈中間至第一肋骨邊緣,此區域與導管被來住的高發生率有關，已知或懷疑出現與器材有關的感染、菌血症、或敗血症，患者已知或懷疑食對器材內含的物質過敏，嚴重慢性阻塞性肺病，預期穿刺的部位過去有做過放射線照射。"	"本產品為一植入式通道器材,提供重複通道至血管系統，注射座通道可使用無心彎針透過經皮穿刺施行，高壓注射僅限使用Power Loc安全注射組進行。"	無	10800	CLPATPP0R2BA	無
2329	威力艾斯植入式注射座 POWERPORT ISP IMPLANTABLE PORT MRI 8F AS:BARD 8808061	POWERPORT ISP IMPLANTABLE PORT MRI 8F AS:BARD 8808061	患者治療時需要立重複通至血管系統，注射藥物、靜脈輸液、非口服營養液、血液產品及抽取血液樣本。	無	"本產品為一植入式通道器材,提供重複通道至血管系統，注射座通道可使用無心彎針透過經皮穿刺施行，高壓注射僅限使用Power Loc安全注射組進行。"	無	10800	CLPATPP0R2BA	無
2330	內部鎖固纖維式IDC關閉系統 INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 3MMX6CM AS:BOSTON M001361500	INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM 2D 3MMX6CM AS:BOSTON M001361500	阻斷周圍血管或降低血流流速	可能由導管插入術引發的併發症(例如：插入部位血腫、導管尖端形成凝塊且造成移位、神經和血管刺離或穿孔)等	阻斷周圍血管或降低血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ021759001	無
2331	數位式血管內超音波影像導管 VISIONS PV .035 DIGITAL IVUS CATHETER VISION PV 8.2F x 90CM AS:VOLCANO 88901	VISIONS PV .035 DIGITAL IVUS CATHETER VISION PV 8.2F x 90cm AS:VOLCANO88901	此導管可透過外科切割的方式進入血管系統。一個線性陣列的超音波轉換器被置於導管尖端的周圍用以產生即時的末梢血管的斷層影像。	無	本影像導管可藉由提供血管的斷層影像來評估周邊血管的血管型態。.此導管現行並不適用於冠狀動脈或腦部的血管評估。.此超音波影像導管可被當作傳統血管造影法的附屬物，用以提供血管腔和血管壁結構的影像。.	無	42000	CGZ011026001	無
2332	威力朗克安全性注射套組 POWERLOC SAFETY INFUSION SET 20GX1" AS:BARD 8652010	POWERLOC SAFETY INFUSION SET 20GX1" AS:BARD 8652010	用供給液體與藥物，以及透過外科手術植入式血管注射座進行採血	無	用於可高壓注射的植入式注射座，以高壓注射顯影劑進入中心靜脈系統，及供給輸液和藥物。	無	380	NDN02L0CS1BA	無
2333	威力朗克安全性注射套組 POWERLOC SAFETY INFUSION SET 20GX0.75" AS:BARD 8652034	POWERLOC SAFETY INFUSION SET 20GX0.75" AS:BARD 8652034	用供給液體與藥物，以及透過外科手術植入式血管注射座進行採血	無	用於可高壓注射的植入式注射座，以高壓注射顯影劑進入中心靜脈系統，及供給輸液和藥物。	無	380	NDN02L0CS1BA	無
2334	三段式氣球擴張導管 BALLOON DILATOR CATHETER:7FRX230CM BALLOON:18-20MM AS:ENDO-FLEX 34118PRO	BALLOON DILATOR CATHETER:7FRX230CM BALLOON:18-20MM AS:ENDO-FLEX 34118PRO	擴張十二指腸乳突開口或膽胰道的良性或惡性的狹窄	可能引起的併發症如：胰臟炎、膽道炎、穿孔、出血、敗血症/感染等。	依照狹窄位置及程度選擇合適的氣球，在內視鏡及X光透視導引下，三段式擴張膽胰道良(惡)性狹窄。另可擴張十二指腸乳突開口，做有關膽胰道疾病的治療。	"健保給付之通條必須多次進出漸次擴張,此氣球導管則可在一次進行三段式擴張,擴張原理為Radial force而非通條的Axial force, 擴張效果較佳。"	13000	CBY023714001	1.不可使用氣體為膨脹媒介。2.若術中遇阻力產生，在未確認阻力起因及補救措施前切勿將繼續推進導管。3.本特材僅供單次使用，請勿重複或重新處理(滅菌)再使用。
2335	手控壓動式控制器套件(血管攝影注射系統用) HAND CONTROLLER KIT FOR ANGIOGRAPHIC INJECTION SYSTEM AS:ACIST H1000(AT-S54)	HAND CONTROLLER KIT FOR ANGIOGRAPHIC INJECTION SYSTEM AS:ACIST H1000(AT-S54)	使用者可即時且連續調整其流速。	無	注射顯影劑手控開關及高壓連接管,一種應用於血管造影檢查的注射裝置，適用於心臟科、放射科、.血管外科的介入性手術程序。可將放射線無法穿透的顯影劑送入.導管。	減少顯影劑用量，穩定注射速度，提高影像品質並減少空氣栓塞。	2700	NBZ019354003	產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。
2336	多管引流器組件(血管攝影注射系統用) MANIFOLD KIT FOR ANGIOGRAPHIC INJECTION SYSTEM AS:ACIST BT-2000	MANIFOLD KIT FOR ANGIOGRAPHIC INJECTION SYSTEM AS:ACIST BT-2000	使用者可即時且連續調整其流速。	無	"注射顯影劑壓力轉換器,一種應用於血管造影檢查的注射裝置，適用於心臟科、放射科、.血管外科的介入性手術程序。可將放射線無法穿透的顯影劑送入.導管。"	減少顯影劑用量，穩定注射速度，提高影像品質並減少空氣栓塞。	2300	NBZ019354002	產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。

2337	三段式氣球擴張導管 BALLOON DILATOR CATHETER:7FRX230CM BALLOON:15-18MM AS:ENDO-FLEX 34115PRO	BALLOON DILATOR CATHETER:7FRX230CM BALLOON:15-18MM AS:ENDO-FLEX 34115PRO	擴張十二指腸乳突開口或膽胰道的良性或惡性的狹窄	可能引起的併發症如：胰臟炎、膽道炎、穿孔、出血、敗血症/感染等。	依照狹窄位置及程度選擇合適的氣球，在內視鏡及X光透視導引下，三段式擴張膽胰道良(惡)性狹窄。另可擴張十二指腸乳突開口，做有關膽胰道疾病的治療。	"健保給付之通條必須多次進出漸次擴張,此氣球導管則可在一次進行三段式擴張,擴張原理為Radial force而非通條的Axial force, 擴張效果較佳。"	13000	CBY023714001	1.不可使用氣體為膨脹媒介。2.若術中遇阻力產生，在未確認阻力起因及補救措施前切勿將繼續推進導管。3.本特材僅供單次使用，請勿重複或重新處理(滅菌)再使用。
2338	三段式氣球擴張導管 BALLOON DILATOR CATHETER:7FRX230CM BALLOON:6-8MM AS:ENDO-FLEX 34106PRO	BALLOON DILATOR CATHETER:7FRX230CM BALLOON:6-8MM AS:ENDO-FLEX 34106PRO	擴張十二指腸乳突開口或膽胰道的良性或惡性的狹窄	可能引起的併發症如：胰臟炎、膽道炎、穿孔、出血、敗血症/感染等。	依照狹窄位置及程度選擇合適的氣球，在內視鏡及X光透視導引下，三段式擴張膽胰道良(惡)性狹窄。另可擴張十二指腸乳突開口，做有關膽胰道疾病的治療。	"健保給付之通條必須多次進出漸次擴張,此氣球導管則可在一次進行三段式擴張,擴張原理為Radial force而非通條的Axial force, 擴張效果較佳。"	13000	CBY023714001	1.不可使用氣體為膨脹媒介。2.若術中遇阻力產生，在未確認阻力起因及補救措施前切勿將繼續推進導管。3.本特材僅供單次使用，請勿重複或重新處理(滅菌)再使用。
2339	三段式氣球擴張導管 BALLOON DILATOR CATHETER:7FRX230CM BALLOON:8-10MM AS:ENDO-FLEX 34108PRO	BALLOON DILATOR CATHETER:7FRX230CM BALLOON:8-10MM AS:ENDO-FLEX 34108PRO	擴張十二指腸乳突開口或膽胰道的良性或惡性的狹窄	可能引起的併發症如：胰臟炎、膽道炎、穿孔、出血、敗血症/感染等。	依照狹窄位置及程度選擇合適的氣球，在內視鏡及X光透視導引下，三段式擴張膽胰道良(惡)性狹窄。另可擴張十二指腸乳突開口，做有關膽胰道疾病的治療。	"健保給付之通條必須多次進出漸次擴張,此氣球導管則可在一次進行三段式擴張,擴張原理為Radial force而非通條的Axial force, 擴張效果較佳。"	13000	CBY023714001	1.不可使用氣體為膨脹媒介。2.若術中遇阻力產生，在未確認阻力起因及補救措施前切勿將繼續推進導管。3.本特材僅供單次使用，請勿重複或重新處理(滅菌)再使用。
2340	三段式氣球擴張導管 BALLOON DILATOR CATHETER:7FRX230CM BALLOON:10-12MM AS:ENDO-FLEX 34110PRO	BALLOON DILATOR CATHETER:7FRX230CM BALLOON:10-12MM AS:ENDO-FLEX 34110PRO	擴張十二指腸乳突開口或膽胰道的良性或惡性的狹窄	可能引起的併發症如：胰臟炎、膽道炎、穿孔、出血、敗血症/感染等。	依照狹窄位置及程度選擇合適的氣球，在內視鏡及X光透視導引下，三段式擴張膽胰道良(惡)性狹窄。另可擴張十二指腸乳突開口，做有關膽胰道疾病的治療。	"健保給付之通條必須多次進出漸次擴張,此氣球導管則可在一次進行三段式擴張,擴張原理為Radial force而非通條的Axial force, 擴張效果較佳。"	13000	CBY023714001	1.不可使用氣體為膨脹媒介。2.若術中遇阻力產生，在未確認阻力起因及補救措施前切勿將繼續推進導管。3.本特材僅供單次使用，請勿重複或重新處理(滅菌)再使用。
2341	輸尿管通路導管鞘 URETERAL ACCESS SHEATH 12FR X 35CM AS:COOK FUS-120035	URETERAL ACCESS SHEATH 12FR X 35CM AS:COOK FUS-120035	輔助建立輸尿管鏡導入時的工作通道	無已知副作用	具有AQ親水性披覆在擴張起和導管鞘上使其容易放置。一端逐漸尖細且含有鎖頭的擴張器	無健保給付品項	8300	CKZ011821001	無
2342	海派栓塞微球體 HEPASPHERE EMBOLIZATION MICROSPHERES 如：BIOSPHERE MEDICAL V225HS	HEPASPHERE EMBOLIZATION MICROSPHERES AS:BIOSPHERE MEDICAL V225HS	"降低化療藥物分佈至全身的副作用, 且減輕栓塞後的疼痛, 較不影響病患肝功能。"	"併發症近似於傳統TACE, 噁心、嘔吐及輕微的下腹部疼痛(18%), 胰臟炎(2%)"	海派栓塞微球具標靶性、可吸收性、可膨脹性、可變形性，可視為新一代的TACE。吸收化療藥物的微球，隨著血管形狀變形，紮實塞住腫瘤的微細血管群，切斷氣氣及養分的供給，並且持續在腫瘤部位釋放化療藥，毒殺腫瘤。	"為獨特的栓塞微球, 無健保品項的產品可相對應"	52500	FRZ023000001	無
2343	立體定位電極晶片組 NAVX SURFACE ELECTRODE KIT AS:SJM EN0010	NAVX SURFACE ELECTRODE KIT AS:SJM EN0010	透過恩賽心臟電生理記錄系統導引，描繪出心臟的腔室位置，降低傳統所使用的X光使用次數，藉以減少X光輻射劑量的曝露。	無，因無侵入性使用。	與恩賽心臟電生理記錄系統配合使用時，能呈現出電生理導管於心臟的所在位置，精準的定位所在，提升手術治療的成功率及縮短手術的時間	無健保給付品項比較	31000	CXE06NXSEKST	立體定位電極晶片組必須透過相對應的模組連接至恩賽心臟電生理記錄系統
2344	安博新微粒球 EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 1100UM 2ML AS：CELONOVA 111020-S1	EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 1100UM 2ML AS：CELONOVA 111020-S1	減少在中樞神經系統以外的術前出血.	無	(1)球狀栓塞物質.(2)體積微小，精確.(3)生物相容性高.(4)微球30%彈性.	健保無給付栓塞材料	11000	CMW01EZ020SB	無
2345	安博新微粒球 EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 1300UM 1ML AS：CELONOVA 113010-S1	EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 1300UM 1ML AS：CELONOVA 113010-S1	減少在中樞神經系統以外的術前出血.	無	(1)球狀栓塞物質.(2)體積微小，精確.(3)生物相容性高.(4)微球30%彈性.	健保無給付栓塞材料	7500	CMW01EZ010SB	無
2346	安博新微粒球 EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 1300UM 2ML AS：CELONOVA 113020-S1	EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 1300UM 2ML AS：CELONOVA 113020-S1	減少在中樞神經系統以外的術前出血.	無	(1)球狀栓塞物質.(2)體積微小，精確.(3)生物相容性高.(4)微球30%彈性.	健保無給付栓塞材料	11000	CMW01EZ020SB	無
2347	安博新微粒球 EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 1100UM 1ML AS：CELONOVA 111010-S1	EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 1100UM 1ML AS：CELONOVA 111010-S1	減少在中樞神經系統以外的術前出血.	無	(1)球狀栓塞物質.(2)體積微小，精確.(3)生物相容性高.(4)微球30%彈性.	健保無給付栓塞材料	7500	CMW01EZ010SB	無
2348	安博新天騰微粒球 75UM 2ML AS:CELONOVA 10720-TS0	EMBOZENE TANDEM MICROSPHERES 75UM 2ML AS:CELONOVA 10720-TS0	減少在中樞神經系統以外的術前出血.	無	(1)球狀栓塞物質.(2)體積微小，精確.(3)生物相容性高.(4)微球30%彈性.(5)可選擇載藥	健保無給付栓塞材料	63000	CNZ026215001	無
2349	安博新天騰微粒球 75UM 3ML AS:CELONOVA 10730-TS0	EMBOZENE TANDEM MICROSPHERES 75UM 3ML AS:CELONOVA 10730-TS0	減少在中樞神經系統以外的術前出血.	無	(1)球狀栓塞物質.(2)體積微小，精確.(3)生物相容性高.(4)微球30%彈性.(5)可選擇載藥	健保無給付栓塞材料	90000	CNZ026215002	無
2350	安博新天騰微粒球 100UM 2ML AS:CELONOVA 11020-TS0	EMBOZENE TANDEM MICROSPHERES 100UM 2ML AS:CELONOVA 11020-TS0	減少在中樞神經系統以外的術前出血.	無	(1)球狀栓塞物質.(2)體積微小，精確.(3)生物相容性高.(4)微球30%彈性.(5)可選擇載藥	健保無給付栓塞材料	63000	CNZ026215001	無
2351	安博新天騰微粒球 100UM 3ML AS:CELONOVA 11030-TS0	EMBOZENE TANDEM MICROSPHERES 100UM 3ML AS:CELONOVA 11030-TS0	減少在中樞神經系統以外的術前出血.	無	(1)球狀栓塞物質.(2)體積微小，精確.(3)生物相容性高.(4)微球30%彈性.(5)可選擇載藥	健保無給付栓塞材料	90000	CNZ026215002	無
2352	安博新天騰微粒球 40UM 3ML AS:CELONOVA 10430-TS0	EMBOZENE TANDEM MICROSPHERES 40UM 3ML AS:CELONOVA 10430-TS0	減少在中樞神經系統以外的術前出血.	無	(1)球狀栓塞物質.(2)體積微小，精確.(3)生物相容性高.(4)微球30%彈性.(5)可選擇載藥	健保無給付栓塞材料	90000	CNZ026215002	無
2353	安博新微粒球 EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 700UM 2ML AS：CELONOVA 17020-S1	EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 700UM 2ML AS：CELONOVA 17020-S1	減少在中樞神經系統以外的術前出血.	無	(1)球狀栓塞物質.(2)體積微小，精確.(3)生物相容性高.(4)微球30%彈性.	健保無給付栓塞材料	11000	CMW01EZ020SB	無
2354	安博新微粒球 EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 900UM 1ML AS：CELONOVA 19010-S1	EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 900UM 1ML AS：CELONOVA 19010-S1	減少在中樞神經系統以外的術前出血.	無	(1)球狀栓塞物質.(2)體積微小，精確.(3)生物相容性高.(4)微球30%彈性.	健保無給付栓塞材料	7500	CMW01EZ010SB	無
2355	安博新微粒球 EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 900UM 2ML AS：CELONOVA 19020-S1	EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 900UM 2ML AS：CELONOVA 19020-S1	減少在中樞神經系統以外的術前出血.	無	(1)球狀栓塞物質.(2)體積微小，精確.(3)生物相容性高.(4)微球30%彈性.	健保無給付栓塞材料	11000	CMW01EZ020SB	無
2356	安博新天騰微粒球 40UM 2ML AS:CELONOVA 10420-TS0	EMBOZENE TANDEM MICROSPHERES 40UM 2ML AS:CELONOVA 10420-TS0	減少在中樞神經系統以外的術前出血.	無	(1)球狀栓塞物質.(2)體積微小，精確.(3)生物相容性高.(4)微球30%彈性.(5)可選擇載藥	健保無給付栓塞材料	63000	CNZ026215001	無
2357	安博新微粒球 EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 700UM 1ML AS：CELONOVA 17010-S1	EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 700UM 1ML AS：CELONOVA 17010-S1	減少在中樞神經系統以外的術前出血.	無	(1)球狀栓塞物質.(2)體積微小，精確.(3)生物相容性高.(4)微球30%彈性.	健保無給付栓塞材料	7500	CMW01EZ010SB	無
2358	安博新微粒球 EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 400UM 2ML AS：CELONOVA 14020-S1	EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 400UM 2ML AS：CELONOVA 14020-S1	減少在中樞神經系統以外的術前出血.	無	(1)球狀栓塞物質.(2)體積微小，精確.(3)生物相容性高.(4)微球30%彈性.	健保無給付栓塞材料	11000	CMW01EZ020SB	無
2359	安博新微粒球 EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 500UM 1ML AS：CELONOVA 15010-S1	EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 500UM 1ML AS：CELONOVA 15010-S1	減少在中樞神經系統以外的術前出血.	無	(1)球狀栓塞物質.(2)體積微小，精確.(3)生物相容性高.(4)微球30%彈性.	健保無給付栓塞材料	7500	CMW01EZ010SB	無

2360	安博新微粒球 EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 500UM 2ML AS：CELONOVA 15020-S1	EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 500UM 2ML AS：CELONOVA 15020-S1	減少在中樞神經系統以外的術前出血.	無	(1)球狀栓塞物質.(2)體積微小，精確.(3)生物相容性高.(4)微球30%彈性.	健保無給付栓塞材料	11000	CMW01EZ020SB	無
2361	安博新微粒球 EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 250UM 2ML AS：CELONOVA 12020-S1	EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 250UM 2ML AS：CELONOVA 12020-S1	減少在中樞神經系統以外的術前出血.	無	(1)球狀栓塞物質.(2)體積微小，精確.(3)生物相容性高.(4)微球30%彈性.	健保無給付栓塞材料	11000	CMW01EZ020SB	無
2362	安博新微粒球 EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 100UM 1ML AS：CELONOVA 11010-S1	EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 100UM 1ML AS：CELONOVA 11010-S1	減少在中樞神經系統以外的術前出血.	無	(1)球狀栓塞物質.(2)體積微小，精確.(3)生物相容性高.(4)微球30%彈性.	健保無給付栓塞材料	7500	CMW01EZ010SB	無
2363	安博新微粒球 EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 100UM 2ML AS：CELONOVA 11020-S1	EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 100UM 2ML AS：CELONOVA 11020-S1	減少在中樞神經系統以外的術前出血.	無	(1)球狀栓塞物質.(2)體積微小，精確.(3)生物相容性高.(4)微球30%彈性.	健保無給付栓塞材料	11000	CMW01EZ020SB	無
2364	安博新微粒球 EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 250UM 1ML AS：CELONOVA 12010-S1	EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 250UM 1ML AS：CELONOVA 12010-S1	減少在中樞神經系統以外的術前出血.	無	(1)球狀栓塞物質.(2)體積微小，精確.(3)生物相容性高.(4)微球30%彈性.	健保無給付栓塞材料	7500	CMW01EZ010SB	無
2365	安博新微粒球 EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 75UM 1ML AS：CELONOVA 10710-S1	EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 75UM 1ML AS：CELONOVA 10710-S1	減少在中樞神經系統以外的術前出血.	無	(1)球狀栓塞物質.(2)體積微小，精確.(3)生物相容性高.(4)微球30%彈性.	健保無給付栓塞材料	7500	CMW01EZ010SB	無
2366	艾科索尼血管用血管裝置 EKOSONIC MACH4 ENDOVASCULAR DEVICE 135CMTREATMENT ZONE 50CM AS:EKOS 500-56150	EKOSONIC MACH4 ENDOVASCULAR DEVICE 135CMTREATMENT ZONE 50CM AS:EKOS 500-56150	用於肺栓塞：主要用於治療1條或2條肺主動脈或肺葉動脈內血塊負載?50%，且依據右心室壓力或心電圖評估證實存在右心機能障礙的肺栓塞患者。用於未梢血管系統：主要用於將血栓溶解劑等醫師指定液體以調節與選擇性地方式注入末梢血管系統內。	血管穿孔或破裂、末梢的血塊造成栓塞、血管厥攣、出血、敗血症/感染、血栓性靜脈炎、異物反應、顯影劑引起的過敏反應、氣胸、心臟心律不整。	EkoSonic MACH4血管裝置利用高頻(2-3MHz)、低功率超音波協助選送血栓溶解藥物進入肺栓塞或末梢血管處。此裝置可選送血栓溶解藥劑及超音波於治療位置。	傳統治療方式當給藥及使用CDT治療無效後，醫師會考慮使用手術取出血栓，傳統治療方式既費時費力又不一定能夠完全移除血栓，造成後續併發症的機率高，使用EKOS導管能夠省時、省力又能夠完整清除血栓，大幅降低併發症的機率及死亡率。	138000	HHZ023218001	"用於肺栓塞危及血管裝置安全導入的扭曲血管構造,增加出血風險。用於末梢血管系統此裝置不適用於擴張末梢血管及不適用於可能危害患者狀況的手術。"
2367	安博新微粒球 EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 40UM 1ML 如：CELONOVA 10410-S1	EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 40UM 1ML AS：CELONOVA 10410-S1	以超音波導經皮穿刺或開刀將探針置於腫瘤後，連接無線射頻裝置以電流破壞腫瘤細胞	1.疼痛。2.發燒：約2至7天可緩解。3.出血：傷口會有輕微滲血，會以砂袋加壓6?8小時，並臥床休息至少4小時。	1.雙極+多極雙模功能。2.電腦控制，3D阻抗值回授控制。	健保給付無同類品項	7500	CMW01EZ010SB	無
2368	艾科索尼血管用血管裝置 EKOSONIC MACH4 ENDOVASCULAR DEVICE 135CMTREATMENT ZONE 40CM AS:EKOS 500-56140	EKOSONIC MACH4 ENDOVASCULAR DEVICE 135CMTREATMENT ZONE 40CM AS:EKOS 500-56140	用於肺栓塞：主要用於治療1條或2條肺主動脈或肺葉動脈內血塊負載?50%，且依據右心室壓力或心電圖評估證實存在右心機能障礙的肺栓塞患者。用於未梢血管系統：主要用於將血栓溶解劑等醫師指定液體以調節與選擇性地方式注入末梢血管系統內。	血管穿孔或破裂、末梢的血塊造成栓塞、血管厥攣、出血、敗血症/感染、血栓性靜脈炎、異物反應、顯影劑引起的過敏反應、氣胸、心臟心律不整。	EkoSonic MACH4血管裝置利用高頻(2-3MHz)、低功率超音波協助選送血栓溶解藥物進入肺栓塞或末梢血管處。此裝置可選送血栓溶解藥劑及超音波於治療位置。	傳統治療方式當給藥及使用CDT治療無效後，醫師會考慮使用手術取出血栓，傳統治療方式既費時費力又不一定能夠完全移除血栓，造成後續併發症的機率高，使用EKOS導管能夠省時、省力又能夠完整清除血栓，大幅降低併發症的機率及死亡率。	138000	HHZ023218001	"用於肺栓塞危及血管裝置安全導入的扭曲血管構造,增加出血風險。用於末梢血管系統此裝置不適用於擴張末梢血管及不適用於可能危害患者狀況的手術。"
2369	艾科索尼血管用血管裝置 EKOSONIC MACH4 ENDOVASCULAR DEVICE 135CMTREATMENT ZONE 12CM AS:EKOS 500-56112	EKOSONIC MACH4 ENDOVASCULAR DEVICE 135CMTREATMENT ZONE 12CM AS:EKOS 500-56112	用於肺栓塞：主要用於治療1條或2條肺主動脈或肺葉動脈內血塊負載?50%，且依據右心室壓力或心電圖評估證實存在右心機能障礙的肺栓塞患者。用於未梢血管系統：主要用於將血栓溶解劑等醫師指定液體以調節與選擇性地方式注入末梢血管系統內。	血管穿孔或破裂、末梢的血塊造成栓塞、血管厥攣、出血、敗血症/感染、血栓性靜脈炎、異物反應、顯影劑引起的過敏反應、氣胸、心臟心律不整。	EkoSonic MACH4血管裝置利用高頻(2-3MHz)、低功率超音波協助選送血栓溶解藥物進入肺栓塞或末梢血管處。此裝置可選送血栓溶解藥劑及超音波於治療位置。	傳統治療方式當給藥及使用CDT治療無效後，醫師會考慮使用手術取出血栓，傳統治療方式既費時費力又不一定能夠完全移除血栓，造成後續併發症的機率高，使用EKOS導管能夠省時、省力又能夠完整清除血栓，大幅降低併發症的機率及死亡率。	138000	HHZ023218001	"用於肺栓塞危及血管裝置安全導入的扭曲血管構造,增加出血風險。用於末梢血管系統此裝置不適用於擴張末梢血管及不適用於可能危害患者狀況的手術。"
2370	艾科索尼血管用血管裝置 EKOSONIC MACH4 ENDOVASCULAR DEVICE 135CMTREATMENT ZONE 30CM AS:EKOS 500-56130	EKOSONIC MACH4 ENDOVASCULAR DEVICE 135CMTREATMENT ZONE 30CM AS:EKOS 500-56130	用於肺栓塞：主要用於治療1條或2條肺主動脈或肺葉動脈內血塊負載?50%，且依據右心室壓力或心電圖評估證實存在右心機能障礙的肺栓塞患者。用於未梢血管系統：主要用於將血栓溶解劑等醫師指定液體以調節與選擇性地方式注入末梢血管系統內。	血管穿孔或破裂、末梢的血塊造成栓塞、血管厥攣、出血、敗血症/感染、血栓性靜脈炎、異物反應、顯影劑引起的過敏反應、氣胸、心臟心律不整。	EkoSonic MACH4血管裝置利用高頻(2-3MHz)、低功率超音波協助選送血栓溶解藥物進入肺栓塞或末梢血管處。此裝置可選送血栓溶解藥劑及超音波於治療位置。	傳統治療方式當給藥及使用CDT治療無效後，醫師會考慮使用手術取出血栓，傳統治療方式既費時費力又不一定能夠完全移除血栓，造成後續併發症的機率高，使用EKOS導管能夠省時、省力又能夠完整清除血栓，大幅降低併發症的機率及死亡率。	138000	HHZ023218001	"用於肺栓塞危及血管裝置安全導入的扭曲血管構造,增加出血風險。用於末梢血管系統此裝置不適用於擴張末梢血管及不適用於可能危害患者狀況的手術。"
2371	艾科索尼血管用血管裝置 EKOSONIC MACH4 ENDOVASCULAR DEVICE 106CMTREATMENT ZONE 50CM AS:EKOS 500-55150	EKOSONIC MACH4 ENDOVASCULAR DEVICE 106CMTREATMENT ZONE 50CM AS:EKOS 500-55150	用於肺栓塞：主要用於治療1條或2條肺主動脈或肺葉動脈內血塊負載?50%，且依據右心室壓力或心電圖評估證實存在右心機能障礙的肺栓塞患者。用於未梢血管系統：主要用於將血栓溶解劑等醫師指定液體以調節與選擇性地方式注入末梢血管系統內。	血管穿孔或破裂、末梢的血塊造成栓塞、血管厥攣、出血、敗血症/感染、血栓性靜脈炎、異物反應、顯影劑引起的過敏反應、氣胸、心臟心律不整。	EkoSonic MACH4血管裝置利用高頻(2-3MHz)、低功率超音波協助選送血栓溶解藥物進入肺栓塞或末梢血管處。此裝置可選送血栓溶解藥劑及超音波於治療位置。	傳統治療方式當給藥及使用CDT治療無效後，醫師會考慮使用手術取出血栓，傳統治療方式既費時費力又不一定能夠完全移除血栓，造成後續併發症的機率高，使用EKOS導管能夠省時、省力又能夠完整清除血栓，大幅降低併發症的機率及死亡率。	138000	HHZ023218001	"用於肺栓塞危及血管裝置安全導入的扭曲血管構造,增加出血風險。用於末梢血管系統此裝置不適用於擴張末梢血管及不適用於可能危害患者狀況的手術。"
2372	艾科索尼血管用血管裝置 EKOSONIC MACH4 ENDOVASCULAR DEVICE 106CMTREATMENT ZONE 30CM AS:EKOS 500-55130	EKOSONIC MACH4 ENDOVASCULAR DEVICE 106CMTREATMENT ZONE 30CM AS:EKOS 500-55130	用於肺栓塞：主要用於治療1條或2條肺主動脈或肺葉動脈內血塊負載?50%，且依據右心室壓力或心電圖評估證實存在右心機能障礙的肺栓塞患者。用於未梢血管系統：主要用於將血栓溶解劑等醫師指定液體以調節與選擇性地方式注入末梢血管系統內。	血管穿孔或破裂、末梢的血塊造成栓塞、血管厥攣、出血、敗血症/感染、血栓性靜脈炎、異物反應、顯影劑引起的過敏反應、氣胸、心臟心律不整。	EkoSonic MACH4血管裝置利用高頻(2-3MHz)、低功率超音波協助選送血栓溶解藥物進入肺栓塞或末梢血管處。此裝置可選送血栓溶解藥劑及超音波於治療位置。	傳統治療方式當給藥及使用CDT治療無效後，醫師會考慮使用手術取出血栓，傳統治療方式既費時費力又不一定能夠完全移除血栓，造成後續併發症的機率高，使用EKOS導管能夠省時、省力又能夠完整清除血栓，大幅降低併發症的機率及死亡率。	138000	HHZ023218001	"用於肺栓塞危及血管裝置安全導入的扭曲血管構造,增加出血風險。用於末梢血管系統此裝置不適用於擴張末梢血管及不適用於可能危害患者狀況的手術。"
2373	艾科索尼血管用血管裝置 EKOSONIC MACH4 ENDOVASCULAR DEVICE 106CMTREATMENT ZONE 40CM AS:EKOS 500-55140	EKOSONIC MACH4 ENDOVASCULAR DEVICE 106CMTREATMENT ZONE 40CM AS:EKOS 500-55140	用於肺栓塞：主要用於治療1條或2條肺主動脈或肺葉動脈內血塊負載?50%，且依據右心室壓力或心電圖評估證實存在右心機能障礙的肺栓塞患者。用於未梢血管系統：主要用於將血栓溶解劑等醫師指定液體以調節與選擇性地方式注入末梢血管系統內。	血管穿孔或破裂、末梢的血塊造成栓塞、血管厥攣、出血、敗血症/感染、血栓性靜脈炎、異物反應、顯影劑引起的過敏反應、氣胸、心臟心律不整。	EkoSonic MACH4血管裝置利用高頻(2-3MHz)、低功率超音波協助選送血栓溶解藥物進入肺栓塞或末梢血管處。此裝置可選送血栓溶解藥劑及超音波於治療位置。	傳統治療方式當給藥及使用CDT治療無效後，醫師會考慮使用手術取出血栓，傳統治療方式既費時費力又不一定能夠完全移除血栓，造成後續併發症的機率高，使用EKOS導管能夠省時、省力又能夠完整清除血栓，大幅降低併發症的機率及死亡率。	138000	HHZ023218001	"用於肺栓塞危及血管裝置安全導入的扭曲血管構造,增加出血風險。用於末梢血管系統此裝置不適用於擴張末梢血管及不適用於可能危害患者狀況的手術。"
2374	艾科索尼血管用血管裝置 EKOSONIC MACH4 ENDOVASCULAR DEVICE 106CMTREATMENT ZONE 24CM AS:EKOS 500-55124	EKOSONIC MACH4 ENDOVASCULAR DEVICE 106CMTREATMENT ZONE 24CM AS:EKOS 500-55124	用於肺栓塞：主要用於治療1條或2條肺主動脈或肺葉動脈內血塊負載?50%，且依據右心室壓力或心電圖評估證實存在右心機能障礙的肺栓塞患者。用於未梢血管系統：主要用於將血栓溶解劑等醫師指定液體以調節與選擇性地方式注入末梢血管系統內。	血管穿孔或破裂、末梢的血塊造成栓塞、血管厥攣、出血、敗血症/感染、血栓性靜脈炎、異物反應、顯影劑引起的過敏反應、氣胸、心臟心律不整。	EkoSonic MACH4血管裝置利用高頻(2-3MHz)、低功率超音波協助選送血栓溶解藥物進入肺栓塞或末梢血管處。此裝置可選送血栓溶解藥劑及超音波於治療位置。	傳統治療方式當給藥及使用CDT治療無效後，醫師會考慮使用手術取出血栓，傳統治療方式既費時費力又不一定能夠完全移除血栓，造成後續併發症的機率高，使用EKOS導管能夠省時、省力又能夠完整清除血栓，大幅降低併發症的機率及死亡率。	138000	HHZ023218001	"用於肺栓塞危及血管裝置安全導入的扭曲血管構造,增加出血風險。用於末梢血管系統此裝置不適用於擴張末梢血管及不適用於可能危害患者狀況的手術。"
2375	艾科索尼血管用血管裝置 EKOSONIC MACH4 ENDOVASCULAR DEVICE 106CMTREATMENT ZONE 12CM AS:EKOS 500-55112	EKOSONIC MACH4 ENDOVASCULAR DEVICE 106CMTREATMENT ZONE 12CM AS:EKOS 500-55112	用於肺栓塞：主要用於治療1條或2條肺主動脈或肺葉動脈內血塊負載?50%，且依據右心室壓力或心電圖評估證實存在右心機能障礙的肺栓塞患者。用於未梢血管系統：主要用於將血栓溶解劑等醫師指定液體以調節與選擇性地方式注入末梢血管系統內。	血管穿孔或破裂、末梢的血塊造成栓塞、血管厥攣、出血、敗血症/感染、血栓性靜脈炎、異物反應、顯影劑引起的過敏反應、氣胸、心臟心律不整。	EkoSonic MACH4血管裝置利用高頻(2-3MHz)、低功率超音波協助選送血栓溶解藥物進入肺栓塞或末梢血管處。此裝置可選送血栓溶解藥劑及超音波於治療位置。	傳統治療方式當給藥及使用CDT治療無效後，醫師會考慮使用手術取出血栓，傳統治療方式既費時費力又不一定能夠完全移除血栓，造成後續併發症的機率高，使用EKOS導管能夠省時、省力又能夠完整清除血栓，大幅降低併發症的機率及死亡率。	138000	HHZ023218001	"用於肺栓塞危及血管裝置安全導入的扭曲血管構造,增加出血風險。用於末梢血管系統此裝置不適用於擴張末梢血管及不適用於可能危害患者狀況的手術。"
2376	艾科索尼血管用血管裝置 EKOSONIC MACH4 ENDOVASCULAR DEVICE 106CMTREATMENT ZONE 18CM AS:EKOS 500-55118	EKOSONIC MACH4 ENDOVASCULAR DEVICE 106CMTREATMENT ZONE 18CM AS:EKOS 500-55118	用於肺栓塞：主要用於治療1條或2條肺主動脈或肺葉動脈內血塊負載?50%，且依據右心室壓力或心電圖評估證實存在右心機能障礙的肺栓塞患者。用於未梢血管系統：主要用於將血栓溶解劑等醫師指定液體以調節與選擇性地方式注入末梢血管系統內。	血管穿孔或破裂、末梢的血塊造成栓塞、血管厥攣、出血、敗血症/感染、血栓性靜脈炎、異物反應、顯影劑引起的過敏反應、氣胸、心臟心律不整。	EkoSonic MACH4血管裝置利用高頻(2-3MHz)、低功率超音波協助選送血栓溶解藥物進入肺栓塞或末梢血管處。此裝置可選送血栓溶解藥劑及超音波於治療位置。	傳統治療方式當給藥及使用CDT治療無效後，醫師會考慮使用手術取出血栓，傳統治療方式既費時費力又不一定能夠完全移除血栓，造成後續併發症的機率高，使用EKOS導管能夠省時、省力又能夠完整清除血栓，大幅降低併發症的機率及死亡率。	138000	HHZ023218001	"用於肺栓塞危及血管裝置安全導入的扭曲血管構造,增加出血風險。用於末梢血管系統此裝置不適用於擴張末梢血管及不適用於可能危害患者狀況的手術。"
2377	艾科索尼血管用血管裝置 EKOSONIC MACH4 ENDOVASCULAR DEVICE 106CMTREATMENT ZONE 6CM AS:EKOS 500-55106	EKOSONIC MACH4 ENDOVASCULAR DEVICE 106CMTREATMENT ZONE 6CM AS:EKOS 500-55106	用於肺栓塞：主要用於治療1條或2條肺主動脈或肺葉動脈內血塊負載?50%，且依據右心室壓力或心電圖評估證實存在右心機能障礙的肺栓塞患者。用於未梢血管系統：主要用於將血栓溶解劑等醫師指定液體以調節與選擇性地方式注入末梢血管系統內。	血管穿孔或破裂、末梢的血塊造成栓塞、血管厥攣、出血、敗血症/感染、血栓性靜脈炎、異物反應、顯影劑引起的過敏反應、氣胸、心臟心律不整。	EkoSonic MACH4血管裝置利用高頻(2-3MHz)、低功率超音波協助選送血栓溶解藥物進入肺栓塞或末梢血管處。.此裝置可選送血栓溶解藥劑及超音波於治療位置。	傳統治療方式當給藥及使用CDT治療無效後，醫師會考慮使用手術取出血栓，傳統治療方式既費時費力又不一定能夠完全移除血栓，造成後續併發症的機率高，使用EKOS導管能夠省時、省力又能夠完整清除血栓，大幅降低併發症的機率及死亡率。	138000	HHZ023218001	"用於肺栓塞危及血管裝置安全導入的扭曲血管構造,增加出血風險。用於末梢血管系統此裝置不適用於擴張末梢血管及不適用於可能危害患者狀況的手術。"

2378	赫麗敷水凝膠傷口敷料 HERADERM HYDROGEL WOUND DRESSING 12CMX12CM	HERADERM HYDROGEL WOUND DRESSING 12CMX12CM	急、慢性傷口，長期不易癒合之傷口。	無任何副作用	急、慢性傷口，長期不易癒合之傷口。	無	630	WDZ003125007	本產品為低敏材質，但並非所有使用者皆不會產生過敏現象，使用本產品如有紅、腫、熱、痛、過敏等不適現象，請立即停止使用並尋求專業醫師診治。
2379	赫麗敷水凝膠傷口敷料 HERADERM HYDROGEL WOUND DRESSING 7CMX10CM	HERADERM HYDROGEL WOUND DRESSING 7CMX10CM	急、慢性傷口，長期不易癒合之傷口。	無任何副作用	急、慢性傷口，長期不易癒合之傷口。	無	465	WDZ003125006	本產品為低敏材質，但並非所有使用者皆不會產生過敏現象，使用本產品如有紅、腫、熱、痛、過敏等不適現象，請立即停止使用並尋求專業醫師診治。
2380	赫麗敷水凝膠傷口敷料 HERADERM HYDROGEL WOUND DRESSING 6CMX19.5CM	HERADERM HYDROGEL WOUND DRESSING 6CMX19.5CM	急、慢性傷口，長期不易癒合之傷口。	無任何副作用	急、慢性傷口，長期不易癒合之傷口。	1. 含銀纖維敷料因無上遮產品特性功能，因此，容易使傷口床過度乾燥，更換敷料時，須避免傷口疼痛問題，也無法直接觀察傷口。 .2. 人工皮敷料因無法對滲出液進行飽和吸收，容易造成傷口產生浸潤。且滲出液與溶解之人工皮材質較易沾黏於傷口上，造成清理之困難。人工皮無法產生下壓力及無法防止疤痕產生。其材質無法直接觀察傷口。.3. 而藻膠敷料對於乾燥性傷口不適用，需使用第二層敷料固定，需考量成本效益 。 .4. 矽膠產品對於防水性能較不足，不方便病患淋浴，且無法直接觀察傷口。.	563	WDZ003125005	本產品為低敏材質，但並非所有使用者皆不會產生過敏現象，使用本產品如有紅、腫、熱、痛、過敏等不適現象，請立即停止使用並尋求專業醫師診治。
2381	赫麗敷水凝膠傷口敷料 HERADERM HYDROGEL WOUND DRESSING 5CMX14CM	HERADERM HYDROGEL WOUND DRESSING 5CMX14CM	急、慢性傷口，長期不易癒合之傷口。	無任何副作用	急、慢性傷口，長期不易癒合之傷口。	無	420	WDZ003125003	本產品為低敏材質，但並非所有使用者皆不會產生過敏現象，使用本產品如有紅、腫、熱、痛、過敏等不適現象，請立即停止使用並尋求專業醫師診治。
2382	赫麗敷水凝膠傷口敷料 HERADERM HYDROGEL WOUND DRESSING 3CMX3CM	HERADERM HYDROGEL WOUND DRESSING 3CMX3CM	急、慢性傷口，長期不易癒合之傷口。	無任何副作用	急、慢性傷口，長期不易癒合之傷口。	無	82	WDZ003125001	本產品為低敏材質，但並非所有使用者皆不會產生過敏現象，使用本產品如有紅、腫、熱、痛、過敏等不適現象，請立即停止使用並尋求專業醫師診治。
2383	赫麗敷水凝膠傷口敷料 HERADERM HYDROGEL WOUND DRESSING 5CMX5CM	HERADERM HYDROGEL WOUND DRESSING 5CMX5CM	急、慢性傷口，長期不易癒合之傷口。	無任何副作用	急、慢性傷口，長期不易癒合之傷口。	無	135	WDZ003125002	本產品為低敏材質，但並非所有使用者皆不會產生過敏現象，使用本產品如有紅、腫、熱、痛、過敏等不適現象，請立即停止使用並尋求專業醫師診治。
2384	鼻用(止血)敷料 NASOPORE NASAL DRESSING FORTE 8CM AS:POLYGANICS ND02-025/08B	NASOPORE NASAL DRESSING FORTE 8CM AS:POLYGANICS ND02-025/08B	1. 病患術後填塞傳統凡士林紗會有明顯的腫脹疼痛感，使用本產品可減輕此腫脹疼痛感。2. 傳統凡士林紗抽紗時會有強烈疼痛感與傷口再出血風險，因本產品自行碎化的特性故可以減少疼痛與再出血的情況。3. 預防傷口沾黏的併發症發生。4. 可幫助傷口的修復。	無	1. 對傷口進行加壓止血的功能。2. 可自行碎化，不需抽紗移除。3. 防止傷口與周邊組織沾黏。4. 提供傷口修復的濕潤環境。5. 可作為局部藥物釋放載體，幫助傷口修復。	1. 傳統凡士林紗抽紗時會有強烈疼痛感與傷口再出血風險，因本產品自行碎化的特性故可以減少疼痛與再出血的情況。2. 自行碎化不需移除，可預防傷口沾黏的併發症3. 舒適的填塞，提供優良的止血效果，幫助傷口的修復4. 可作為局部藥物釋放載體，幫助傷口修復	3150	WDY000621002	1. 本產品須保存於4度C冷藏。2. 若產品拆開時已發生碎化之情形，則無法使用。3. 本產品出廠時已消毒滅菌，單片拆開後不得進行再消毒。
2385	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD11L50 AS:NOVATECH 0306.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD11L50 AS:NOVATECH 0306.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成皮肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
2386	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD12L30 AS:NOVATECH 0312.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD12L30 AS:NOVATECH 0312.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成皮肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
2387	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD12L40 AS:NOVATECH 0314.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD12L40 AS:NOVATECH 0314.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成皮肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
2388	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD12L50 AS:NOVATECH 0316.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD12L50 AS:NOVATECH 0316.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成皮肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
2389	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD11L60 AS:NOVATECH 0308.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD11L60 AS:NOVATECH 0308.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成皮肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
2390	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD12L60 AS:NOVATECH 0318.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD12L60 AS:NOVATECH 0318.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成皮肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
2391	氣管支架DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD12L70AS:NOVATECH 0322.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD12L70AS:NOVATECH 0322.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成皮肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
2392	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD16L70 AS:NOVATECH 0370.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD16L70 AS:NOVATECH 0370.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成皮肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
2393	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD10L20 AS:NOVATECH 0372.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD10L20 AS:NOVATECH 0372.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成皮肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
2394	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD10L30 AS:NOVATECH 0374.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD10L30 AS:NOVATECH 0374.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成皮肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
2395	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD16L60 AS:NOVATECH 0368.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD16L60 AS:NOVATECH 0368.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成皮肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
2396	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD10L40 AS:NOVATECH 0376.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD10L40 AS:NOVATECH 0376.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成皮肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
2397	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD16L40 AS:NOVATECH 0364.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD16L40 AS:NOVATECH 0364.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成皮肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無

2398	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD11L40 AS:NOVATECH 0388.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD11L40 AS:NOVATECH 0388.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
2399	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD11L50 AS:NOVATECH 0390.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD11L50 AS:NOVATECH 0390.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
2400	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD11L60 AS:NOVATECH 0392.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD11L60 AS:NOVATECH 0392.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
2401	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD11L30 AS:NOVATECH 0386.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD11L30 AS:NOVATECH 0386.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
2402	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD10L50 AS:NOVATECH 0378.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD10L50 AS:NOVATECH 0378.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
2403	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD16L50 AS:NOVATECH 0366.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD16L50 AS:NOVATECH 0366.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
2404	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD18L40 AS:NOVATECH 0414.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD18L40 AS:NOVATECH 0414.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
2405	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD18L50 AS:NOVATECH 0415.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT TD18L50 AS:NOVATECH 0415.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
2406	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD12L20 AS:NOVATECH 0396.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD12L20 AS:NOVATECH 0396.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
2407	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD12L60 AS:NOVATECH 0404.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD12L60 AS:NOVATECH 0404.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
2408	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD10L60 AS:NOVATECH 0380.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD10L60 AS:NOVATECH 0380.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
2409	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD11L20 AS:NOVATECH 0384.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD11L20 AS:NOVATECH 0384.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
2410	消化道氣球擴張導管 CRE BALLOON DILATOR CATHETER BALLOON:24-30FR X 8CM USABLE:180CM AS:MICROVASIVE 5834	CRE BALLOON DILATOR CATHETER BALLOON:24-30FR X 8CM USABLE:180CM AS:MICROVASIVE 5834	消化道的良性或惡性的狹窄	可能引起的併發症如：穿孔、出血、血腫、敗血症/感染等。	依照狹窄位置及程度選擇合適的氣球，在內視鏡及(或)X光透視導引下，三段式擴張消化道良(惡)性狹窄。	"健保給付之通條必須多次進出漸次擴張,此氣球導管則可在一次進行三段式擴張,擴張原理為Radial force而非通條的Axial force, 擴張效果較佳。"	13675	CDY011468001	1.不可使用氣體為膨脹媒介。2.若術中遇阻力產生，在未確認阻力起因及補救措施前切勿將繼續推進導管。3.本特材僅供單次使用，請勿重複或重新處理(滅菌)再使用。
2411	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD12L30 AS:NOVATECH 0398.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD12L30 AS:NOVATECH 0398.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
2412	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD12L40 AS:NOVATECH 0400.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD12L40 AS:NOVATECH 0400.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
2413	消化道汽球擴張導管 CRE BALLOON DILATOR CATHETER BALLOON:45-54FR X 8CM USABLE:180CM AS:MICROVASIVE 5837	CRE BALLOON DILATOR CATHETER BALLOON:45-54FR X 8CM USABLE:180CM AS:MICROVASIVE 5837	消化道的良性或惡性的狹窄	可能引起的併發症如：穿孔、出血、血腫、敗血症/感染及因顯影劑而引起的過敏性副作用。	為消化道各部位設有合宜的氣球，在內視鏡輔助下以三段式擴張直徑以通過消化道良(惡)性狹窄並在適當位置擴張氣球。另可擴張十二指腸乳突開口，做有關膽道疾病的治療。	"健保給付之通條必須多次進出漸次擴張,此氣球導管則可在一次進行三段式擴張,擴張原理為Radial force而非通條的Axial force, 擴張效果較佳。"	13675	CDY011468001	1.不可使用氣體為膨脹媒介。2.若術中遇阻力產生，在未確認阻力起因及補救措施前切勿將繼續推進導管。3.本特材僅供單次使用，請勿重複或重新處理(滅菌)再使用。
2414	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD12L50 AS:NOVATECH 0402.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD12L50 AS:NOVATECH 0402.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
2415	消化道汽球擴張導管 CRE BALLOON DILATOR CATHETER BALLOON:54-60FR X 8CM USABLE:180CM AS:MICROVASIVE 5838	CRE BALLOON DILATOR CATHETER BALLOON:54-60FR X 8CM USABLE:180CM AS:MICROVASIVE 5838	消化道的良性或惡性的狹窄	可能引起的併發症如：穿孔、出血、血腫、敗血症/感染及因顯影劑而引起的過敏性副作用。	為消化道各部位設有合宜的氣球，在內視鏡輔助下以三段式擴張直徑以通過消化道良(惡)性狹窄並在適當位置擴張氣球。另可擴張十二指腸乳突開口，做有關膽道疾病的治療。	"健保給付之通條必須多次進出漸次膨脹,CRE則可在一次進入後漸次膨脹,膨脹原理為Radial force而非通條的Axial force, 可以減少出血等併發症"	13675	CDY011468001	1.不可使用氣體為膨脹媒介。2.若術中遇阻力產生，在未確認阻力起因及補救措施前切勿將繼續推進導管。3.本特材僅供單次使用，請勿重複或重新處理(滅菌)再使用。
2416	消化道汽球擴張導管 CRE BALLOON DILATOR CATHETER BALLOON:30-36FR X 8CM USABLE:180CM AS:MICROVASIVE 5835	CRE BALLOON DILATOR CATHETER BALLOON:30-36FR X 8CM USABLE:180CM AS:MICROVASIVE 5835	消化道的良性或惡性的狹窄	可能引起的併發症如：穿孔、出血、血腫、敗血症/感染及因顯影劑而引起的過敏性副作用。	為消化道各部位設有合宜的氣球，在內視鏡輔助下以三段式擴張直徑以通過消化道良(惡)性狹窄並在適當位置擴張氣球。另可擴張十二指腸乳突開口，做有關膽道疾病的治療。	"健保給付之通條必須多次進出漸次擴張,此氣球導管則可在一次進行三段式擴張,擴張原理為Radial force而非通條的Axial force, 擴張效果較佳。"	13675	CDY011468001	1.不可使用氣體為膨脹媒介。2.若術中遇阻力產生，在未確認阻力起因及補救措施前切勿將繼續推進導管。3.本特材僅供單次使用，請勿重複或重新處理(滅菌)再使用。
2417	消化道汽球擴張導管 CRE BALLOON DILATOR CATHETER BALLOON:36-45FR X 8CM USABLE:180CM AS:MICROVASIVE 5836	CRE BALLOON DILATOR CATHETER BALLOON:36-45FR X 8CM USABLE:180CM AS:MICROVASIVE 5836	消化道的良性或惡性的狹窄	可能引起的併發症如：穿孔、出血、血腫、敗血症/感染及因顯影劑而引起的過敏性副作用。	為消化道各部位設有合宜的氣球，在內視鏡輔助下以三段式擴張直徑以通過消化道良(惡)性狹窄並在適當位置擴張氣球。另可擴張十二指腸乳突開口，做有關膽道疾病的治療。	"健保給付之通條必須多次進出漸次擴張,此氣球導管則可在一次進行三段式擴張,擴張原理為Radial force而非通條的Axial force, 擴張效果較佳。"	13675	CDY011468001	1.不可使用氣體為膨脹媒介。2.若術中遇阻力產生，在未確認阻力起因及補救措施前切勿將繼續推進導管。3.本特材僅供單次使用，請勿重複或重新處理(滅菌)再使用。
2418	希爾意消化道氣球擴張導管 氣球外徑:10-11-12mm X 5.5cm工作長度180cm AS:MICROVASIVE 5862	CRE Balloon Dilatation Catheter BalloonOD:10-11-12mmX5.5cm USABLE:180cm AS:MICROVASIVE 5862	產品適用於成年及青少年族群，以內視鏡方式擴張消化道的狹窄部位。適用於先前接受過或未接受過括約肌切開術的成人在內視鏡下擴張 Oddi 括約肌。	消化道氣球擴張術可能引起的不良事件包括但不限於：穿孔、出血、血腫、敗血症/感染、 對顯影劑過敏、疼痛和壓痛。	希爾意消化道氣球擴張導管，一個產品具有5種尺寸，同時在氣球兩側有不透射線，讓使用者可以更精準定位擴張位置。	目前無健保給付品項比較	13675	CDY025513001	無
2419	希爾意消化道氣球擴張導管 氣球外徑:6-7-8mm X 5.5cm工作長度180cm AS:MICROVASIVE 5860	CRE Balloon Dilatation Catheter BALLOON OD:6-7-8mm X 5.5cm USABLE:180cm AS:MICROVASIVE 5860	產品適用於成年及青少年族群，以內視鏡方式擴張消化道的狹窄部位。適用於先前接受過或未接受過括約肌切開術的成人在內視鏡下擴張 Oddi 括約肌。	消化道氣球擴張術可能引起的不良事件包括但不限於：穿孔、出血、血腫、敗血症/感染、 對顯影劑過敏、疼痛和壓痛。	希爾意消化道氣球擴張導管，一個產品具有3種尺寸，同時在氣球兩側有不透射線，讓使用者可以更精準定位擴張位置。	目前無健保給付品項比較	13675	CDY025513001	無

2420	一次性加長型端對端吻合器 EEA AUTO SUTURE SINGLE USE STAPLER XL25MM AS:USSC EEAXL2535	EEA AUTO SUTURE SINGLE USE STAPLER XL25MM WITH 3.5MM STAPLES AS:USSC EEAXL2535	健保署給付金額無法符合該產品成本．	無	1擊發後共有2排環狀的B型微小鈦金屬縫合釘成形，可將欲結全的環狀管道組織直接打通並封住接口形成吻合口．2釘鉆經擊發後將會自動彈起，退槽容易，安全性更佳．	"1.為強化的不鏽鋼刀鋒．.2.更多的縫釘數,減少滲漏的風險．"	15400	SAST4DSTEA2C	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
2421	一次性加長型端對端吻合器 EEA AUTO SUTURE SINGLE USE STAPLER XL28MM AS:USSC EEAXL2835	EEA AUTO SUTURE SINGLE USE STAPLER XL28MM WITH 3.5MM STAPLES AS:USSC EEAXL2835	健保署給付金額無法符合該產品成本．	無	1.用於開放手術和腹腔鏡手術中可應用於消化道組織吻合的端對端吻合、端對側吻合以及側對側吻合．.2.擊發後共有2排環狀的B型微小鈦金屬縫合釘成形，可將欲結全的環狀管道組織直接打通並封住接口形成吻合口．.3.釘鉆經擊發後將會自動彈起，退槽容易，安全性更佳．	"1.為強化的不鏽鋼刀鋒．.2.更多的縫釘數,減少滲漏的風險．"	15400	SAST4DSTEA2C	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
2422	痔瘡環狀切割器 PROXIMATE PROCEDURE FOR PROLAPSE & HEMORRHOIDS SET AS:ETHICON PPH01	PROXIMATE PROCEDURE FOR PROLAPSE & HEMORRHOIDS SET AS:ETHICON PPH01	痔瘡相關疾病之手術治療用	吻合部位所用之金屬夾(釘)或縫合線可能影響吻合後黏膜修復完整性	1圓形吻合器係藉關閉的吻合器高度控制組織擠壓，用於脫垂及痔瘡手術2.2擴張器及細口縫合線肛門鏡係幫助細口縫合線使用於齒狀線上方，另擴張器可用來幫助吻合器插入肛管中3縫合線穿引器可在縫合時，方便縫合線拉動	無	13000	SAZ009521001	無
2423	安德派思密封蓋組件 ENDOPATH DEXTRUS AS:ETHICON HAP02+FLR01	ENDOPATH DEXTRUS AS:ETHICON HAP02+FLR01	用於手術醫師將手伸入手術部位有助於手術進行程序及大型標本取出．直腸、泌尿科、婦產及一般外科手術適用	本產品無直接之副作用	1.本微創性腹腔通道系統由密封蓋組(含標示筆等配件)與通道牽引器組成，供醫師將手或器械插入腹腔時維持覆膜內壓力．2.限單次使用，勿重覆或再消毒後使用	無	22000	TSZ019089003	通道牽引器依腹腔壁厚度選擇小型<4cm、中型4-7cm、大型>7cm．牽引器勿用於切口長度>9cm者以免腹漏氣．
2424	艾極管灌饋食管袋組合套 AG FREKA FEEDING TUBE SET 15FR X 100CM 如:FRESENIUS 7980111	AG FREKA FEEDING TUBE SET 15FR X 100CM AS:FRESENIUS 7980111	1.Freka tube:INTEST-SOND胃腸導管:G-I手術後併G-I TRACT溢漏或吻合須NPO者2.Freka trilumina:胃麻痺;無法復原的胃排空、幽門狹窄	放置中或後可能會因其它導管導致黏膜發炎或腸胃道出血(尤其是有嚴重凝血障礙、黏膜微小循環障礙(如:給予高劑量兒茶胺酚)者．此時負責治療的醫師需評估使用特材之風險	"1.Freka tube:聚氨脂材質的腸胃道饋食用導管,有放射線可視性及導引線與固定點布2.Freka trilumina:能在自體換氣時的胃部減壓及無法恢復胃部壞死之加護病人腸內饋食"	健保給付品項使用期限約一個月，此自費品項使用期限約達三個月	800	CFD0179801FL	禁忌症：鼻咽狹窄或嚴重損傷、嚴重凝血障礙者
2425	一次性加長型端對端吻合器 EEA AUTO SUTURE SINGLE USE STAPLER XL31MM AS:USSC EEAXL31	EEA AUTO SUTURE SINGLE USE STAPLER XL31MM WITH 4.8MM STAPLES AS:USSC EEAXL31	健保署給付金額無法符合該產品成本．	無	1.用於開放手術和腹腔鏡手術中可應用於消化道組織吻合的端對端吻合、端對側吻合以及側對側吻合．.2.擊發後共有2排環狀的B型微小鈦金屬縫合釘成形，可將欲結全的環狀管道組織直接打通並封住接口形成吻合口．.3.釘鉆經擊發後將會自動彈起，退槽容易，安全性更佳．	"1.為強化的不鏽鋼刀鋒．.2.更多的縫釘數,減少滲漏的風險．"	15400	SAST4DSTEA2C	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
2426	一次性加長型端對端吻合器 EEA AUTO SUTURE SINGLE USE STAPLER XL33MM AS:USSC EEAXL33	EEA AUTO SUTURE SINGLE USE STAPLER XL33MM WITH 4.8MM STAPLES AS:USSC EEAXL33	健保署給付金額無法符合該產品成本．	無	1.用於開放手術和腹腔鏡手術中可應用於消化道組織吻合的端對端吻合、端對側吻合以及側對側吻合．.2.擊發後共有2排環狀的B型微小鈦金屬縫合釘成形，可將欲結全的環狀管道組織直接打通並封住接口形成吻合口．.3.釘鉆經擊發後將會自動彈起，退槽容易，安全性更佳．	"1.為強化的不鏽鋼刀鋒．.2.更多的縫釘數,減少滲漏的風險．"	15400	SAST4DSTEA2C	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
2427	聚合物血管夾扣 HEM-O-LOK POLYMER CLIP ML 6CLIP/PC AS:WECK PW544230	HEM-O-LOK POLYMER CLIP ML 6CLIP/PC AS:WECK PW544230	Hem-o-lok 血管結紮鎖材質係屬生物相容性高的聚合物，不同一般金屬血管夾和縫合釘，並可適用於直徑7-16mm的血管和組織結構結紮．	無	Hem-o-lok 血管結紮鎖材質係屬生物相容性高的聚合物，不同一般金屬血管夾和縫合釘，並可適用於直徑7-16mm的血管和組織結構結紮．	查無相仿產品．	2400	SCV05HLMMLTX	不可用於輸卵管結紮手術、腹腔鏡腎臟活體移植手術．
2428	聚合物血管夾扣 HEM-O-LOK POLYMER CLIP L 6CLIP/PC AS:WECK PW544240	HEM-O-LOK POLYMER CLIP L 6CLIP/PC AS:WECK PW544240	Hem-o-lok 血管結紮鎖材質係屬生物相容性高的聚合物，不同一般金屬血管夾和縫合釘，並可適用於直徑7-16mm的血管和組織結構結紮．	無	Hem-o-lok 血管結紮鎖材質係屬生物相容性高的聚合物，不同一般金屬血管夾和縫合釘，並可適用於直徑7-16mm的血管和組織結構結紮．	查無相仿產品．	2400	SCV05HLMMLTX	不可用於輸卵管結紮手術、腹腔鏡腎臟活體移植手術．
2430	快可敷片 QUIKCLOT DRESSING D:1.5CMX4.0CM AS:Z-MEDICA 374	QUIKCLOT DRESSING D:1.5CMX4.0CM AS:Z-MEDICA 374	心導管手術後止血免壓砂袋．病患可以提早下床走動(4小時後)．鼠蹊部結扼、嚴重的周邊血管病變、主動脈-股動脈是人工血管、穿刺點在血管分叉處都不影響使用．	使用材料為高嶺土、不織布與甘油．是一種安全、沒有副作用的材料．	心導管手術後止血免壓砂袋．病患可以提早下床走動(4小時後)．鼠蹊部結扼、嚴重的周邊血管病變、主動脈-股動脈是人工血管、穿刺點在血管分叉處都不影響使用．	健保目前無給付體外止血相關材料	3500	WDZ011522001	配合壓迫止血法使用．只能用於體外止血
2431	快可敷片 QUIKCLOT DRESSING 4.0CMX4.0CM AS:Z-MEDICA 183	QUIKCLOT DRESSING 4.0CMX4.0CM AS:Z-MEDICA 183	心導管手術後止血免壓砂袋．病患可以提早下床走動(4小時後)．鼠蹊部結扼、嚴重的周邊血管病變、主動脈-股動脈是人工血管、穿刺點在血管分叉處都不影響使用．	使用材料為高嶺土、不織布與甘油．是一種安全、沒有副作用的材料．	心導管手術後止血免壓砂袋．病患可以提早下床走動(4小時後)．鼠蹊部結扼、嚴重的周邊血管病變、主動脈-股動脈是人工血管、穿刺點在血管分叉處都不影響使用．	健保目前無給付體外止血相關材料	3500	WDZ011522001	配合壓迫止血法使用．只能用於體外止血
2432	安適康快寧敷墊 3CMX3CM AS:BENQ CS-212-4	ANSCARE CHITOCLOT PAD 3CMX3CM AS:BENQ CS-212-4	"適用於覆蓋傷口,吸收傷口分泌物,避免擦傷,,摩擦,乾燥及污染,提供傷口處理及照護之用"	對產品成份過敏者請勿使用	"使用親水性幾丁聚醣所製成,適用於出血性傷口護理,具有快速吸收傷口血液和滲出液的效果,避免傷口摩擦,降低傷口污染機會,提供傷口良好的癒合環境,可使用於擦傷,撕裂傷,挫傷,穿刺傷和經皮血管穿刺術等表層無感染性傷口"	無	1500	WDZ003710004	"1.使用後有過敏或刺激現象,應立即停止使用2.本產品僅限外用,切勿使用於體內"
2433	抽吸沖洗引流套組 SUCTION IRRIGATION FOR DA VINCI 5MMX33CM AS:APPLIED C6001	SUCTION IRRIGATION FOR DA VINCI 5MMX33CM AS:APPLIED C6001	在內視鏡手術時為沖洗及抽吸之用	無	沖洗抽吸管用途在於腹腔鏡手術中在手術部位進行沖洗及抽吸．腹腔鏡手術器械若裝好轉換器可經探棒把手過過	無類似健保給付品項	3700	CDY011173001	無
2434	保福腹腔溫熱灌注管路組 HANG&GO HT BASIC AS:RAND R9900088	HANG&GO HT BASIC AS:RAND R9900088	腹腔溫熱灌注管路使用	目前沒有員體的副作用與使用本產品有關．且本產品禁止產品用途外使用．	腹腔溫熱灌注管路使用	無	96925	CTHPE99088RE	無
2435	輸血多向三接頭組 UNIVERSAL 3-SPIKE DISPOSABLE SET AS:BELMONT 903-00006	UNIVERSAL 3-SPIKE DISPOSABLE SET AS:BELMONT 903-00006	需要大量且快速輸注血液	無	可快速輸注血液	目前無健保類似品項給付	9000	CCZ013949001	1.不可用於輸注血小板、冷凍沈澱品、白血球及藥品．2.不可用於壓力袋．3.本產品不可靠近易燃麻醉藥品．
2436	腹腔鏡高流速沖吸引流套管組 SUCTION IRRIGATION 5MM X 360MM AS:LAGIS SI-360C	SUCTION IRRIGATION 5MM X 360MM AS:LAGIS SI-360C	"1.使用於腹腔鏡手術之沖洗汲引動作,用來沖洗腹腔,達到乾淨的手術視野,並吸取腹腔內部血水,將其排出.2.管口用來撥動組織, 創造合適手術角度"	無明顯副作用	"1.使用於腹腔鏡手術之沖洗汲引動作,用來沖洗腹腔,達到乾淨的手術視野,並吸取腹腔內部血水,將其排出.2.管口用來撥動組織, 創造合適手術角度"	目前無健保給付類似品項	1900	CDY001592001	本產品均須在內視鏡已進入且可觀察腹腔內狀況後才可進入使用
2437	史派節克椎體支撐系統 SPINEJACK SYSTEM IMPLANT Ψ5.0MM AS:VEXIM KE001	SPINEJACK SYSTEM IMPLANT Ψ5.0MM AS:VEXIM KE001	胸腰椎骨鬆性壓迫性骨折	植入物斷裂或破損	可將壓扁之錐體撐起	無類似健保品	115000	FBZ025050001	無
2438	史派節克椎體支撐系統 SPINEJACK SYSTEM IMPLANT Ψ4.2MM AS:VEXIM KE004	SPINEJACK SYSTEM IMPLANT Ψ4.2MM AS:VEXIM KE004	胸腰椎骨鬆性壓迫性骨折	植入物斷裂或破損	可將壓扁之錐體撐起	無類似健保品	115000	FBZ025050001	無
2439	史派節克椎體支撐系統 SPINEJACK SYSTEM IMPLANT Ψ6.5MM AS:VEXIM KE006	SPINEJACK SYSTEM IMPLANT Ψ6.5MM AS:VEXIM KE006	胸腰椎骨鬆性壓迫性骨折	植入物斷裂或破損	可將壓扁之錐體撐起	無類似健保品	115000	FBZ025050001	無
2440	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM O.D:10mm L:40mm AS:BBM-100406-2	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM O.D:10mm L:40mm AS:BBM-100406-2	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處．其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長．兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生．	無健保給付同類品可比較．整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險．	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置．在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理、臨床的反應和危險性做充分的瞭解．禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通．
2441	顯影劑注射筒(血管攝影注射系統用) MULTI-USE SYRINGE KIT FOR ANGIOGRAPHIC INJECTION SYSTEM 100CC AS:ACIST A2000	MULTI-USE SYRINGE KIT FOR ANGIOGRAPHIC INJECTION SYSTEM 100CC AS:ACIST A2000	使用者可即時且連續調整其流速．	無	注射顯影劑雙重注射筒，一種應用於血管造影檢查的注射裝置，適用於心臟科、放射科、血管外科的介入性手術程序．可將放射線無法穿透的顯影劑送入導管．	減少顯影劑用量．穩定注射速度．提高影像品質並減少空氣栓塞．	1800	NBZ019354001	無

2442	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM O.D:10mm L:50mm AS:BBM-100506-1	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM O.D:10mm L:50mm AS:BBM-100506-1	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無健保給付同類品可比較，整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通。
2443	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM O.D:10mm L:50mm AS:BBM-100506-2	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM O.D:10mm L:50mm AS:BBM-100506-2	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無健保給付同類品可比較，整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通。
2444	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM O.D:10mm L:100mm AS:BBM-101006-2	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM O.D:10mm L:100mm AS:BBM-101006-2	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無健保給付同類品可比較，整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通。
2445	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM O.D:10mm L:100mm AS:BBM-101018-1	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM O.D:10mm L:100mm AS:BBM-101018-1	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無健保給付同類品可比較，整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通。
2446	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM O.D:10mm L:100mm AS:BBM-101018-2	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM O.D:10mm L:100mm AS:BBM-101018-2	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無健保給付同類品可比較，整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通。
2447	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM O.D:10mm L:40mm AS:BBM-100406-1	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM O.D:10mm L:40mm AS:BBM-100406-1	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無健保給付同類品可比較，整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通。
2448	極小型手部標準鈦板 1.2MM XS PROFYLE HAND STANDARD PLATE 8 HOLE NARROW T-PLATE AS:STRYKER 57-05142	1.2MM XS PROFYLE HAND STANDARD PLATE 8 HOLE NARROW T-PLATE AS:STRYKER 57-05142	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
2449	鈦螺絲 2.3MM BONE SCREW 8MM AS:STRYKER 58-23008E	2.3MM BONE SCREW 8MM AS:STRYKER 58-23008E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2450	極小型手部標準鈦板 1.2MM XS PROFYLE HAND STANDARD PLATE 5 HOLE OBLIQUE RIGHT T-PLATE AS:STRYKER 57-05150	1.2MM XS PROFYLE HAND STANDARD PLATE 5 HOLE OBLIQUE RIGHT T-PLATE AS:STRYKER 57-05150	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
2451	鈦螺絲 2.3MM BONE SCREW 11MM AS:STRYKER 58-23011E	2.3MM BONE SCREW 11MM AS:STRYKER 58-23011E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2452	鈦螺絲 1.7MM BONE SCREW 22MM AS:STRYKER 58-17022E	1.7MM BONE SCREW 22MM AS:STRYKER 58-17022E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2453	鈦螺絲 2.3MM BONE SCREW 9MM AS:STRYKER 58-23009E	2.3MM BONE SCREW 9MM AS:STRYKER 58-23009E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2454	鈦螺絲 2.3MM BONE SCREW 10MM AS:STRYKER 58-23010E	2.3MM BONE SCREW 10MM AS:STRYKER 58-23010E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2455	鈦螺絲 2.3MM BONE SCREW 6MM AS:STRYKER 58-23006E	2.3MM BONE SCREW 6MM AS:STRYKER 58-23006E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2456	鈦螺絲 1.7MM BONE SCREW 24MM AS:STRYKER 58-17024E	1.7MM BONE SCREW 24MM AS:STRYKER 58-17024E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2457	鈦螺絲 1.7MM BONE SCREW WASHER AS:STRYKER 59-17049E	1.7MM BONE SCREW WASHER AS:STRYKER 59-17049E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2458	漏斗胸矯正板 PECTUS SUPPORT BAR 35.6CM AS:BIOMET MICROFIXATION 01-3714	PECTUS SUPPORT BAR 35.6CM AS:BIOMET MICROFIXATION 01-3714	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	無	生邁漏斗胸矯正板是一種可幫助矯正漏斗胸的手術器械。醫師藉此種矯正板將內凹的胸骨往外推，而達到重新塑造及改建胸部外形的目的。當胸骨已有明顯改善時，即應將矯正板移除。生邁漏斗胸矯正板是由一種ASTM F-138不鏽鋼所製成的。	無	35000	FBP06PTSBSWR	無
2459	漏斗胸矯正板 PECTUS SUPPORT BAR 38.1CM AS:BIOMET MICROFIXATION 01-3715	PECTUS SUPPORT BAR 38.1CM AS:BIOMET MICROFIXATION 01-3715	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	無	生邁漏斗胸矯正板是一種可幫助矯正漏斗胸的手術器械。醫師藉此種矯正板將內凹的胸骨往外推，而達到重新塑造及改建胸部外形的目的。當胸骨已有明顯改善時，即應將矯正板移除。生邁漏斗胸矯正板是由一種ASTM F-138不鏽鋼所製成的。	無	35000	FBP06PTSBSWR	無
2460	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM O.D:10mm L:60mm AS:BBM-100606-2	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM O.D:10mm L:60mm AS:BBM-100606-2	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L15)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無健保給付同類品可比較，整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通。
2461	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM O.D:10mm L:70mm AS:BBM-100706-1	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM O.D:10mm L:70mm AS:BBM-100706-1	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L19)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無健保給付同類品可比較，整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通。
2462	LCP股骨鎖定鈦板(S) 14孔 如:SYNTHES 426.641	LCP 4.5/5.0 BROAD 14H 260MM AS:SYNTHES 426.641	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L23)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量、加快復原。鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減	無對應健保品	47200	FBZ007815019	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
2463	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM O.D:10mm L:60mm AS:BBM-100618-1	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM O.D:10mm L:60mm AS:BBM-100618-1	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整,而且不會感到凸出,復原期間短, 大大少住院時間和費用。	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無健保給付同類品可比較，整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通。

2464	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM O.D:10mm L:60mm AS:BBM-100618-2	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM O.D:10mm L:60mm AS:BBM-100618-2	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無健保給付同類品可比較，整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通。
2465	遠端內側脛骨鎖定加壓骨板 LCP LOW BEND MEDIAL DISTAL TIBIA PLATE 3.5MM 12H LEFT AS:SYNTHES 04.112.527	LCP LOW BEND MEDIAL DISTAL TIBIA PLATE 3.5MM 12H LEFT AS:SYNTHES 04.112.527	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	對骨折部位提供良好的固定效果，術後復元更快速可提早恢復原有的生活功能。	無對應健保品	77700	FBZ023616001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
2466	近端後側脛骨鎖定加壓骨板 LCP POSTERIOR MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 3.5MM 6H AS:SYNTHES 04.120.706	LCP POSTERIOR MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 3.5MM 6H AS:SYNTHES 04.120.706	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	77700	FBZ023616001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2467	鏡頭無菌套 AS:INTUITIVE 420273	DRAPE CAMERA HEAD FOR ROBOTIC AS:INTUITIVE 420273	適用於達文西設備的無菌覆蓋套	無置入體內，無副作用	無菌套可覆蓋於達文西裝置上	無	5800	S11014038	需正確安裝在達文西設備上
2468	有孔型雙極電燒 8MM AS:INTUITIVE 420205	FENESTRATED BIPOLAR FR. FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420205	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	34000	S8026172028	無
2469	超音波刀外管 5MM AS:INTUITIVE 420274	HARMONIC ACE CUR. SHEARS FOR ROBOTIC 5MM AS:INTUITIVE 420274	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	7200	S8026172050	無
2470	近端後側脛骨鎖定加壓骨板 LCP POSTERIOR MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 3.5MM 4H AS:SYNTHES 04.120.704	LCP POSTERIOR MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 3.5MM 4H AS:SYNTHES 04.120.704	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	77700	FBZ023616001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2471	大型夾針器 8MM AS:INTUITIVE 420194	MEGA NEEDLE DRIVER FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420194	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	28000	S8026172025	無
2472	雙孔型抓取鉗 AS:INTUITIVE 420189	DOUBLE FENESTRATED GRASPER FOR ROBOTIC AS:INTUITIVE 420189	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	25000	S8026172022	無
2473	子宮鉗 8MM AS:INTUITIVE 420207	TENACULUM FORCEPS FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420207	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	28000	S8026172029	無
2474	PK解剖鉗 8MM AS:INTUITIVE 420227	PK DISSECTING FORCEPS FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420227	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	36000	S8026172032	無
2475	手術刀夾刀器 8MM AS:INTUITIVE 420157	SNAP FIT SCALPEL FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420157	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	9700	S8026172012	無
2476	馬氏雙極電燒 8MM AS:INTUITIVE 420172	MARYLAND BIPOLAR FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420172	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	34000	S8026172015	無
2477	羅氏鉗 8MM AS:INTUITIVE 420181	RESANO FORCEPS FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420181	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	28000	S8026172019	無
2478	鉤子電燒 8MM AS:INTUITIVE 420183	PERMANENT CAUTERY HOOK FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420183	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	25000	S8026172020	無
2479	狄氏鉗 8MM AS:INTUITIVE 420036	DEBAKEY FORCEPS FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420036	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	24000	S8026172006	無
2480	卡式鉗 8MM AS:INTUITIVE 420049	CADIERE FORCEPS FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420049	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	25000	S8026172008	無
2481	圓型剪 5MM AS:INTUITIVE 420141	ROUND TIP SCISSORS FOR ROBOTIC 5MM AS:INTUITIVE 420141	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	33000	S8026172043	無
2482	馬氏解剖鉗 5MM AS:INTUITIVE 420143	MARYLAND DISSECTOR FOR ROBOTIC 5MM AS:INTUITIVE 420143	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	29000	S8026172045	無
2483	套管密閉閥 CANNULA SEAL FOR DA VINCI ROBOTIC AS:INTUITIVE 400077	CANNULA SEAL FOR DA VINCI ROBOTIC AS:INTUITIVE 400077	適用於Cannula上的密閉閥。	無置入體內，無副作用	裝置Cannula上	無	2000	S5007766	與特定Cannula結合
2484	微腕型沖吸管 8MM AS:INTUITIVE 410299	ONE SUCTION IRRIGATOR FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 410299	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	26000	S8026172054	無
2485	尖型剪刀 8MM AS:INTUITIVE 420001	POTTS SCISSORS FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420001	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	25000	S8026172001	無
2486	器械臂無菌套組 AS:INTUITIVE 420015	DRAPE INSTRUMENT ARM FOR ROBOTIC AS:INTUITIVE 420015	適用於達文西手術之器械。	無置入體內，無副作用	器械可運用在達文西手臂上	無	6400	S11014038	需正確安裝在達文西手臂上
2487	無刃型刺針 8MM AS:INTUITIVE 420023	BLADELESS OBTURATOR FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420023	適用於Cannula上的穿刺針。	無置入體內，無副作用	裝置Cannula上	無	3600	S5007766	與特定Cannula結合
2488	加長無刃型刺針 8MM AS:INTUITIVE 420024	LONG BLADELESS OBTURATOR FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420024	適用於Cannula上的穿刺針。	無置入體內，無副作用	裝置Cannula上	無	3600	S5007766	與特定Cannula結合
2489	遠端內側脛骨鎖定加壓骨板 LCP LOW BEND MEDIAL DISTAL TIBIA PLATE 3.5MM 12H RIGHT AS:SYNTHES 04.112.526	LCP LOW BEND MEDIAL DISTAL TIBIA PLATE 3.5MM 12H RIGHT AS:SYNTHES 04.112.526	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	對骨折部位提供良好的固定效果，術後復元更快速可提早恢復原有的生活功能。	無對應健保品	77700	FBZ023616001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。

2490	遠端內側脛骨鎖定加壓骨板 LCP LOW BEND MEDIAL DISTAL TIBIA PLATE 3.5MM 10H RIGHT AS:SYNTHES 04.112.522	LCP LOW BEND MEDIAL DISTAL TIBIA PLATE 3.5MM 10H RIGHT AS:SYNTHES 04.112.522	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	對骨折部位提供良好的固定效果，術後復元更快速可提早恢復原有的生活功能・	無對應健保品	77700	FBZ023616001	手術後的康復訓練應嚴格遵照・
2491	尖刀片 8MM AS:INTUITIVE 400152	BLUE BLADE FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 400152	適用於特殊器械上	無置入體內，無副作用	裝置特殊器械上	無	8200	S5007766	與特定器械結合
2492	圓刀片 8MM AS:INTUITIVE 400158	PADDLE BLADE FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 400158	適用於特殊器械上	無置入體內，無副作用	裝置特殊器械上	無	6400	S5007766	與特定器械結合
2493	湯匙電燒頭 CAUTERY SPATULA TIP FOR DA VINCI ROBOTIC AS:INTUITIVE 400160	CAUTERY SPATULA TIP FOR DA VINCI ROBOTIC AS:INTUITIVE 400160	適用於特殊器械上	無置入體內，無副作用	裝置特殊器械上	無	10400	S5007766	與特定器械結合
2494	單翅電燒剪刀絕緣蓋 HOT SHEARS TIP COVER ACCESSOTY FOR DA VINCI ROBOTIC AS:INTUITIVE 400180	HOT SHEARS TIP COVER ACCESSOTY FOR DA VINCI ROBOTIC AS:INTUITIVE 400180	適用於特殊器械上	無置入體內，無副作用	裝置特殊器械上	無	2800	S5007766	與特定器械結合
2495	長股骨髓內釘系統 PNFA II END CAP 5MM EXTENSION AS:SYNTHES 473.171S	PNFA II END CAP 5MM EXTENSION AS:SYNTHES 473.171S	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	可以單一植入物處理轉子間骨折及股骨幹骨折，Blade Device的設計能提供抗滑退跟抗旋轉的功能，對疏鬆骨的錨定能力佳，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	用於固定骨幹骨折使用，術後復元更快速可提早恢復原有的生活功能・	無對應健保品	0	FBZ018785001	手術後的康復訓練應嚴格遵照・
2496	關節軟骨用低溫氣化棒 ARTHRO WAND PARAGON T2 ICW 15D 2.3MM AS:ARTHROCARE AC5531-01	ARTHRO WAND PARAGON T2 ICW 15D 2.3MM AS:ARTHROCARE AC5531-01	治療關節鏡與骨科手術之軟組織切除、氣化、熱縮、止血與刺激組織和神經再生・	本產品不適用於沒有使用傳導液的情況・本產品也不適用於裝有心臟起搏器或其他電子植體，卻沒有該心臟起搏器或植體製造商明確指示的病患・關於特定程序的詳細禁忌症清單請參考電燒頭的說明書・控制器不能與中性電極一起使用・	可提供關節鏡手術對軟組織低溫氣化，切除，收縮止血效果	無健保品項	14100	TKY016614W01	需要專科執照醫師使用
2497	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM O.D:8mm L:60mm AS:BBM-080618-2	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM O.D:8mm L:60mm AS:BBM-080618-2	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處・其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長・兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生・	無健保給付同類品可比較，整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險・	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解・禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通・
2498	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM O.D:8mm L:80mm AS:BBM-080818-1	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM O.D:8mm L:80mm AS:BBM-080818-1	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處・其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長・兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生・	無健保給付同類品可比較，整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險・	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解・禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通・
2499	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM O.D:8mm L:80mm AS:BBM-080818-2	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM O.D:8mm L:80mm AS:BBM-080818-2	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處・其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長・兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生・	無健保給付同類品可比較，整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險・	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解・禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通・
2500	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM O.D:10mm L:100mm AS:BBM-101006-1	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM O.D:10mm L:100mm AS:BBM-101006-1	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處・其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長・兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生・	無健保給付同類品可比較，整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險・	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解・禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通・
2501	利柏羅環形電極導管-二十極 7FR 25MMX110CM AS:JAPAN LIFELINE PV2025-110	RING ELECTROPHYSIOLOGY CATHETER 20-POLAR 7FR 25MMX110CM AS:JAPAN LIFELINE PV2025-110	生理電極導管係透過皮膚與血管腔置入心臟冠狀竇與房室瓣膜環帶暫時起搏或心臟生理電極檢查・	請遵照指示使用本產品，以預防故障與不良反應事件的發生；否則將可能誘發心肌梗塞、動脈穿孔、及心包填塞，並可能造成死亡・	有二種型式:一為固定式導管柄;一為轉向式導管柄・轉向式導管柄於操作過程中可利用握把把手將末端導管柄彎曲・	無	64300	CCZ022461002	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌・只供單次使用，不可重覆・2. 儲存於低溫、乾燥處・3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用・4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵・若有任何受損不可使用・5.需有專科執照醫師使用・
2502	利柏羅環形電極導管-二十極 7FR 27.5MMX110CM AS:JAPAN LIFELINE PV2027.5-110	RING ELECTROPHYSIOLOGY CATHETER 20-POLAR 7FR 27.5MMX110CM AS:JAPAN LIFELINE PV2027.5-110	生理電極導管係透過皮膚與血管腔置入心臟冠狀竇與房室瓣膜環帶暫時起搏或心臟生理電極檢查・	請遵照指示使用本產品，以預防故障與不良反應事件的發生；否則將可能誘發心肌梗塞、動脈穿孔、及心包填塞，並可能造成死亡・	有二種型式:一為固定式導管柄;一為轉向式導管柄・轉向式導管柄於操作過程中可利用握把把手將末端導管柄彎曲・	無	64300	CCZ022461002	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌・只供單次使用，不可重覆・2. 儲存於低溫、乾燥處・3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用・4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵・若有任何受損不可使用・5.需有專科執照醫師使用・
2503	植入型藥物幫浦用脊軟管 IN DURA 1P INTRATHECAL CATHETER L:89CM CLOSED-END AS:MEDTRONIC 8709	IN DURA 1P INTRATHECAL CATHETER L:89CM CLOSED-END AS:MEDTRONIC 8709	需長期輸注無防腐劑硫酸嗎啡、鹽酸嗎啡及辛抗寧注射液、氟哌啶類・脊椎腔貝可芬、滅殺除癌錠注射液等藥品者	幫浦位置之血(清)腫、糜爛・脊椎腔與血管內導管置放引起頭痛、腦脊髓液滲漏，CNS壓力相關問題、神經根/蜘蛛膜/腦膜炎、脊髓損傷；動脈栓塞、中風、器官衰竭或死亡・發炎腫塊引發壓痛等神經學障礙・出血、感染等	1系統至少各有一個幫浦與導管2勿用含防腐劑、pH≤3及會損害系統之藥劑3血管輸注時勿經導管通道埠行血液取樣或抽吸4勿將導管通道埠套組進行充填或將充填套組用於導管通道埠之程序5裝置或導管故障異常可能須手術處理	健保無類似品項	44000	CLZ009380001	禁忌症1幫浦：病人已感染(骨髓炎適用者除外)，生理條件無法植入或承受其重量2脊椎腔內導管：已(疑)有腦膜(窒)炎、皮膚感染、菌血(敗血)症、引發併發症之脊椎異常3血管導管：已(疑)有皮膚感染、菌血(敗血)症・
2504	人工韌帶 "LARS" LIGAMENT ANTERIOR CRUCIATER L AS:LARS L021001	人工韌帶 "LARS" LIGAMENT ANTERIOR CRUCIATER L AS:LARS L021001	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L15)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體・	無	LARS人工韌帶是由工業規格的POLYESTER製造・LARS人工韌帶有好幾種型，各種型含有特定的纖維數目和長度，依據其所使用的目的來決定・各型人工韌帶也提供線頭以利穿越骨隧道・所有人工韌帶皆由無菌包裝供應・	無相同產品	72000	FBZ008395002	傷口感染期間不得使用・
2505	人工韌帶 "LARS" LIGAMENT ANTERIOR CRUCIATER R AS:LARS L021002	人工韌帶 "LARS" LIGAMENT ANTERIOR CRUCIATER R AS:LARS L021002	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L19)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體・	無	LARS人工韌帶是由工業規格的POLYESTER製造・LARS人工韌帶有好幾種型，各種型含有特定的纖維數目和長度，依據其所使用的目的來決定・各型人工韌帶也提供線頭以利穿越骨隧道・所有人工韌帶皆由無菌包裝供應・	無相同產品	72000	FBZ008395001	傷口感染期間不得使用・
2506	人工韌帶 "LARS" LIGAMENT POSTERO LATERAL PPLY AS:LARS L041005	人工韌帶 "LARS" LIGAMENT POSTERO LATERAL PPLY AS:LARS L041005	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L23)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體・	無	LARS人工韌帶是由工業規格的POLYESTER製造・LARS人工韌帶有好幾種型，各種型含有特定的纖維數目和長度，依據其所使用的目的來決定・各型人工韌帶也提供線頭以利穿越骨隧道・所有人工韌帶皆由無菌包裝供應・	無相同產品	72000	FBZ008395003	傷口感染期間不得使用・

2507	人工韌帶 "LARS" LIGAMENT POSTERIOR CRUCIATE P AS:LARS L010605	人工韌帶 "LARS" LIGAMENT POSTERIOR CRUCIATE P AS:LARS L010605	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短, 大大少住院時間和費用。	"長時間後容易鬆脫,不易與骨癒合,容易引發關節內發炎"	"強化型多股螺旋之人工韌帶,能提供立即的穩定度"	此產品無健保品可比較	72000	FBZ008395004	"容易引發關節內發炎,使用的效果仍需長期追蹤"
2508	PK雙擊脈衝氣化電凝器 PLASMA-KINETIC CUTTING FORCEPS 5MM/33CM AS:GYRUS 3005PK	PLASMA-KINETIC CUTTING FORCEPS 5MM/33CM AS:GYRUS 3005PK	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短, 大大少住院時間和費用。	與內視鏡手術相同	1.雙極，不需貼貼片，沒有灼傷的風險.2.電極+手動刀片	健保給付無同類品項	18500	SAY011669002	無
2509	微索微創內視鏡取脈系統 VASOVIEW HEMOPRO ENDOSCOPIC VESSEL HARVESTING SYSTEM AS:MAQUET VH-3000-W	VASOVIEW HEMOPRO ENDOSCOPIC VESSEL HARVESTING SYSTEM AS:MAQUET VH-3000-W	現行健保無相關類似品項。	此內視鏡手術程序有充氣之步驟，有萬分之一的機率在手術過程中產生靜脈氣體栓塞，但此現象被偵測時，可在手術過程中解除。	藉該內視鏡血管擷取系統以降低病人術後疼痛感與感染機率與住院天數。2.糖尿病病人與肥胖病人更為適用。	目前類似品項無健保給付	63800	FHZ020125003	"術後傷口雖比傳統手術傷口小,但仍需小心照顧"
2510	手術用諧波刀儀 ULTRACISION SYSTEM HARMONIC ACE CURVED SHEARS 23CM AS:ETHICON ACE23E	ULTRACISION SYSTEM HARMONIC ACE CURVED SHEARS 23CM AS:ETHICON ACE23E	本產品適用於控制出血並且將熱傷害減輕到最低的情況下，將軟組織切開。此器械可當作電燒、蜜財和不鏽鋼手術刀的輔助或替代物，並運用於一般外科、小兒科、婦產科、泌尿科及其他開腹性及內視鏡手術。	超音波刀並無直接之副作用，如同其它能量器械，需注意勿將剛作用完之刀面直接碰觸重要神經血管以免餘溫影響組織。	同步將組織凝結並切割，有效減少術中的出血，與其他止血材料的使用機率。多功能使用器械減少器械進出頻率，節省手術時間進而降低麻醉劑量的使用與風險。精細設計的作用面符合高階微創手術精緻度的要求，對周遭組織帶來最小的側向熱傷害，保護重要神經血管不受損傷。	1.作用溫度較低，側向熱傷害亦較小，保護周遭重要組織，術後復原效果佳。.2.止血同時切割最高達5mm血管，淋巴管，術後引流量較低進而減少引流管放置,時間.3.多功能器械節省多種器械更換與進出時間，節省手術時間與麻醉復原時間.	27000	SAY008772001	1.外科手術切割軟組織、剪斷及凝閉5mm以內之血管。.2.本器械禁止使用於骨骼之切割。.3.本器械不適用於作為避孕用途的輸卵管結紮。
2511	內視鏡手術器械 ENDO CLINCH* II 5MM INSTR AS:USS 174317	ENDO CLINCH* II 5MM INSTR AS:USS 174317	健保署拒絕給付。	無	"1.可穿過5mm的穿刺器,進行組織夾持。.2.器械上有一棘輪機構,可根據用戶的選擇進行切換。可用於固定鉗鳴閉合。"	無對應健保品	4300	TKY012497002	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
2512	髂動脈血管分支支架暨輸送導引系統 ZENITH BRANCH ENDOVASCULAR GRAFT-LLIAC BIF. INTRODUCTION SYSTEM AS:COOK ZBIS-12-45-41	BRANCH ENDOVASCULAR GRAFT-LLIAC BIF. WITH H&L-B ONE-SHOT INTRODUCTION SYSTEM 20FR 12X45X41MM AS:COOK ZBIS-12-45-41	"患髂主動脈或髂動脈瘤、髂總動脈內末端密封部位不足，但適合做血管內修復者,並可提升生活品質"	因使用腔內導管裝治療，可能發生血管壁受損、血栓、動脈瘤變大、動脈瘤破裂、水腫、內漏等副作用。	由不銹鋼支架以及聚丙烯及聚酯纖維縫線製成，需配合同廠牌之腹主動脈瘤支架暨輸送導引系統使用。	"用於罹患髂動脈瘤患者,能保留內髂動脈,讓生活品質更佳"	113000	CBC03ZBS01CK	依衛生署仿單規範置放支架
2513	超音波諧波刀儀止血切割彎剪 "ULTRACISION" HARMONIC FOCUS LONG CURVED SHEARS 17CM AS:ETHICON FCS17	"ULTRACISION" HARMONIC FOCUS LONG CURVED SHEARS 17CM AS:ETHICON FCS17	適用於控制出血並且將熱傷害減輕至最低的情況下，將軟組織切開	超音波刀並無直接之副作用，如同其它能量器械，需注意勿將剛作用完之刀面直接碰觸重要神經血管以免餘溫影響組織。	1. 作用溫度較低，側向熱傷害亦較小，保護周遭重要組織，術後復原效果佳。2. 止血同時切割血管，淋巴管，術後引流量較低進而減少引流管放置時間。.3. 多功能器械節省多種器械更換與進出時間，節省手術時間與麻醉復原時間。	1.作用溫度較低，側向熱傷害亦較小，保護周遭重要組織，術後復原效果佳。.2.止血同時切割血管，淋巴管，術後引流量較低進而減少引流管放置時間。.3.多功能器械節省多種器械更換與進出時間，節省手術時間與麻醉復原時間。.	36000	SAY019832001	1.外科手術切割軟組織、剪斷及凝閉5mm以內之血管。.2.本器械禁止使用於骨骼之切割。.3.本器械不適用於作為避孕用途的輸卵管結紮。
2514	LUNG FORCEPS ENDLC 10MM	LUNG FORCEPS ENDLC 10MM	健保署拒絕給付。	無	"1.可穿過10mm的穿刺器,適用於胸腔鏡手術。.2.一次性使用手術器械，可用於夾持肺組織以利手術進行。"	無對應健保品	4300	TKY013556001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
2515	髂動脈血管分支支架暨輸送導引系統 ZENITH BRANCH ENDOVASCULAR GRAFT-LLIAC BIF. INTRODUCTION SYSTEM AS:COOK ZBIS-10-61-58	BRANCH ENDOVASCULAR GRAFT-LLIAC BIF. WITH H&L-B ONE-SHOT INTRODUCTION SYSTEM 20FR 10X61X58MM AS:COOK ZBIS-10-61-58	"患髂主動脈或髂動脈瘤、髂總動脈內末端密封部位不足，但適合做血管內修復者,並可提升生活品質"	因使用腔內導管裝治療，可能發生血管壁受損、血栓、動脈瘤變大、動脈瘤破裂、水腫、內漏等副作用。	由不銹鋼支架以及聚丙烯及聚酯纖維縫線製成，需配合同廠牌之腹主動脈瘤支架暨輸送導引系統使用。	"用於罹患髂動脈瘤患者,能保留內髂動脈,讓生活品質更佳"	113000	CBC03ZBS01CK	依衛生署仿單規範置放支架
2516	同軸套管 VACORA COAXIAL CANNULA 10G X 140MM AS:BARD VC10140	VACORA COAXIAL CANNULA 10G X 140MM AS:BARD VC10140	病灶組織切片，確定疾病診斷以利手術或治療	可能的併發症限於組織取樣部位的周圍區域，並且包含血腫、出血、感染、未治癒之創傷、疼痛及從乳房移除組織取樣探針時組織黏附於探針。	1 提供單一無菌的路徑以便重複進出病灶切片取樣 2 增加對病灶取樣的效率及準確性 3 配合各部位備有各種齊全的規格	可提供比健保給付品項所取出的樣本更大更完整以提高組織學檢驗的成功率與可靠度	1785	NEZ014274001	使用前檢查包裝是否密合
2517	髂動脈血管分支支架暨輸送導引系統 ZENITH BRANCH ENDOVASCULAR GRAFT-LLIAC BIF. INTRODUCTION SYSTEM AS:COOK ZBIS-12-61-41	BRANCH ENDOVASCULAR GRAFT-LLIAC BIF. WITH H&L-B ONE-SHOT INTRODUCTION SYSTEM 20FR 12X61X41MM AS:COOK ZBIS-12-61-41	"患髂主動脈或髂動脈瘤、髂總動脈內末端密封部位不足，但適合做血管內修復者,並可提升生活品質"	因使用腔內導管裝治療，可能發生血管壁受損、血栓、動脈瘤變大、動脈瘤破裂、水腫、內漏等副作用。	由不銹鋼支架以及聚丙烯及聚酯纖維縫線製成，需配合同廠牌之腹主動脈瘤支架暨輸送導引系統使用。	"用於罹患髂動脈瘤患者,能保留內髂動脈,讓生活品質更佳"	113000	CBC03ZBS01CK	依衛生署仿單規範置放支架
2518	髂動脈血管分支支架暨輸送導引系統 ZENITH BRANCH ENDOVASCULAR GRAFT-LLIAC BIF. INTRODUCTION SYSTEM AS:COOK ZBIS-10-61-41	BRANCH ENDOVASCULAR GRAFT-LLIAC BIF. WITH H&L-B ONE-SHOT INTRODUCTION SYSTEM 20FR 10X61X41MM AS:COOK ZBIS-10-61-41	"患髂主動脈或髂動脈瘤、髂總動脈內末端密封部位不足，但適合做血管內修復者,並可提升生活品質"	因使用腔內導管裝治療，可能發生血管壁受損、血栓、動脈瘤變大、動脈瘤破裂、水腫、內漏等副作用。	由不銹鋼支架以及聚丙烯及聚酯纖維縫線製成，需配合同廠牌之腹主動脈瘤支架暨輸送導引系統使用。	"用於罹患髂動脈瘤患者,能保留內髂動脈,讓生活品質更佳"	113000	CBC03ZBS01CK	依衛生署仿單規範置放支架
2519	進階雙極超音波雙輪出手術雷聲刀 THUNDERBEAT 5MM 10CM INLINE GRIP AS:OLYMPUS TB-0510IC	THUNDERBEAT 5MM 10CM INLINE GRIP AS:OLYMPUS TB-0510IC	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短, 大大少住院時間和費用。	無	同時擁有雙極電燒止血功能及超音波刀之特性，抓取能力強，止血能力好，屬於多功能型器械	無類似健保給付品項	26000	TKY025996001	研究結果顯示本器械無法有效用於絕育手術中的輸卵管絕育或輸卵管結紮中，故不應用在這些手術上。
2520	進階雙極超音波雙輪出手術雷聲刀 THUNDERBEAT 5MM 20CM INLINE GRIP AS:OLYMPUS TB-0520IC	THUNDERBEAT 5MM 20CM INLINE GRIP AS:OLYMPUS TB-0520IC	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短, 大大少住院時間和費用。	無	同時擁有雙極電燒止血功能及超音波刀之特性，抓取能力強，止血能力好，屬於多功能型器械	無類似健保給付品項	26000	TKY025996001	研究結果顯示本器械無法有效用於絕育手術中的輸卵管絕育或輸卵管結紮中，故不應用在這些手術上。
2521	同軸套管 磁振造影專用 VACORA COAXIAL CANNULA MRI 10GX118MM AS:BARD VC10118MRS	VACORA COAXIAL CANNULA MRI 10GX118MM AS:BARD VC10118MRS	病灶組織切片，確定疾病診斷以利手術或治療	可能的併發症限於組織取樣部位的周圍區域，並且包含血腫、出血、感染、未治癒之創傷、疼痛及從乳房移除組織取樣探針時組織黏附於探針。	無	無	5000	NEZ014274002	無
2522	髂動脈血管分支支架暨輸送導引系統 ZENITH BRANCH ENDOVASCULAR GRAFT-LLIAC BIF. INTRODUCTION SYSTEM AS:COOK ZBIS-10-45-58	BRANCH ENDOVASCULAR GRAFT-LLIAC BIF. WITH H&L-B ONE-SHOT INTRODUCTION SYSTEM 20FR 10X45X58MM AS:COOK ZBIS-10-45-58	"患髂主動脈或髂動脈瘤、髂總動脈內末端密封部位不足，但適合做血管內修復者,並可提升生活品質"	因使用腔內導管裝治療，可能發生血管壁受損、血栓、動脈瘤變大、動脈瘤破裂、水腫、內漏等副作用。	由不銹鋼支架以及聚丙烯及聚酯纖維縫線製成，需配合同廠牌之腹主動脈瘤支架暨輸送導引系統使用。	"用於罹患髂動脈瘤患者,能保留內髂動脈,讓生活品質更佳"	113000	CBC03ZBS01CK	依衛生署仿單規範置放支架
2523	拋棄式細胞刷 DISPOSABLE CYTOLOGY BRUSH AS:OLYMPUS BC-202D-5010	DISPOSABLE CYTOLOGY BRUSH AS:OLYMPUS BC-202D-5010	支氣管鏡進入人體於接近目標組織處，將細胞刷插入支氣管鏡，於組織上進行採集後取出，將檢體化驗，完成診療。	1.微小傷口產生2.些微出血	1. 特殊刷毛容易採集檢體 。2.刷毛直徑可配合寬大支氣管。 3.出色抗彎性與優秀的插入性 。	健保給付無同類品項	1000	CRY016897001	無
2525	鎖定加壓鎖骨鉤骨板 LCP CLAVICLE HOOK PLATE 3.5X15MM 6H LEFT AS:SYNTHES 441.095	LCP CLAVICLE HOOK PLATE 3.5X15MM 6H LEFT AS:SYNTHES 441.095	1.鎖骨遠端骨折。.2.肩峰鎖骨關節脫位	1.異物感。.2.部份病患有肩峰磨損或骨折之可能。	"骨板的形狀和尺寸配合肩峰鎖骨外側,完全人體功學設計,骨板不必折彎,手術時間。"	更好的穩定性與固定效果	60000	FBZ019735001	請遵照醫師衛教規定。
2526	鎖定加壓鎖骨鉤骨板 LCP CLAVICLE HOOK PLATE 3.5X18MM 6H RIGHT AS:SYNTHES 441.096	LCP CLAVICLE HOOK PLATE 3.5X18MM 6H RIGHT AS:SYNTHES 441.096	1.鎖骨遠端骨折。.2.肩峰鎖骨關節脫位	1.異物感。.2.部份病患有肩峰磨損或骨折之可能。	"骨板的形狀和尺寸配合肩峰鎖骨外側,完全人體功學設計,骨板不必折彎,手術時間。"	更好的穩定性與固定效果	60000	FBZ019735001	請遵照醫師衛教規定。
2527	3.5LCP鎖骨鉤鎖定加壓接骨骈板右4孔 深15MM 如:SYNTHES 441.074		1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症，手術後立即恢復肩關節活動能力。鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	60000	FBZ019735001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2528	鎖定加壓鎖骨鉤骨板 LCP CLAVICLE HOOK PLATE 3.5X15MM 6H RIGHT AS:SYNTHES 441.094	LCP CLAVICLE HOOK PLATE 3.5X15MM 6H RIGHT AS:SYNTHES 441.094	1.鎖骨遠端骨折。.2.肩峰鎖骨關節脫位	1.異物感。.2.部份病患有肩峰磨損或骨折之可能。	"骨板的形狀和尺寸配合肩峰鎖骨外側,完全人體功學設計,骨板不必折彎,手術時間。"	更好的穩定性與固定效果	60000	FBZ019735001	請遵照醫師衛教規定。

2529	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM O.D:10mm L:50mm AS:BBP-100518	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM O.D:10mm L:50mm AS:BBP-100518	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無健保給付同類品可比較，整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通。
2530	3.5LCP鎖骨鉤鎖定加壓接骨骱板左4孔 深15MM 如:SYNTHES 441.075		1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.細短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症，手術後立即恢復肩關節活動能力。鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	60000	FBZ019735001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2531	3.5LCP鎖骨鉤鎖定加壓接骨骱板右4孔 深18MM 如:SYNTHES 441.076		1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.細短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症，手術後立即恢復肩關節活動能力。鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	60000	FBZ019735001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2532	3.5LCP鎖骨鉤鎖定加壓接骨骱板左4孔 深18MM 如:SYNTHES 441.077		1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.細短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症，手術後立即恢復肩關節活動能力。鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	60000	FBZ019735001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2533	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM O.D:10mm L:70mm AS:BBP-100706	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM O.D:10mm L:70mm AS:BBP-100706	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無健保給付同類品可比較，整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通。
2534	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM O.D:10mm L:80mm AS:BBM-100818-2	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM O.D:10mm L:80mm AS:BBM-100818-2	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無健保給付同類品可比較，整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通。
2535	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM O.D:10mm L:60mm AS:BBP-100606	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM O.D:10mm L:60mm AS:BBP-100606	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無健保給付同類品可比較，整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通。
2536	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM O.D:10mm L:60mm AS:BBP-100618	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM O.D:10mm L:60mm AS:BBP-100618	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無健保給付同類品可比較，整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通。
2537	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM O.D:10mm L:50mm AS:BBP-100506	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM O.D:10mm L:50mm AS:BBP-100506	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無健保給付同類品可比較，整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通。
2538	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM O.D:10mm L:70mm AS:BBM-100706-2	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM O.D:10mm L:70mm AS:BBM-100706-2	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無健保給付同類品可比較，整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通。
2539	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM O.D:10mm L:40mm AS:BBP-100406	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM O.D:10mm L:40mm AS:BBP-100406	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無健保給付同類品可比較，整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通。
2540	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM O.D:10mm L:40mm AS:BBP-100418	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM O.D:10mm L:40mm AS:BBP-100418	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無健保給付同類品可比較，整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通。
2541	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM O.D:10mm L:80mm AS:BBM-100818-1	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM O.D:10mm L:80mm AS:BBM-100818-1	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無健保給付同類品可比較，整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通。
2542	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM O.D:10mm L:80mm AS:BBM-100806-1	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM O.D:10mm L:80mm AS:BBM-100806-1	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無健保給付同類品可比較，整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通。
2543	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM O.D:10mm L:80mm AS:BBM-100806-2	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM O.D:10mm L:80mm AS:BBM-100806-2	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無健保給付同類品可比較，整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通。
2546	緊急備用鈦螺絲 1.4MM EMERGENCY SCREW 3MM AS:STRYKER 58-14003E	1.4MM EMERGENCY SCREW 3MM AS:STRYKER 58-14003E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2547	緊急備用鈦螺絲 1.4MM EMERGENCY SCREW 5MM AS:STRYKER 58-14005E	1.4MM EMERGENCY SCREW 5MM AS:STRYKER 58-14005E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2548	鈦螺絲 1.2MM BONE SCREW 18MM AS:STRYKER 58-12018E	1.2MM BONE SCREW 18MM AS:STRYKER 58-12018E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無

2549	鈦螺絲 1.2MM BONE SCREW 20MM AS:STRYKER 58-12020E	1.2MM BONE SCREW 20MM AS:STRYKER 58-12020E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2550	鈦螺絲1.7MM BONE SCREW 9MMAS:STRYKER 58-17009E	1.7MM BONE SCREW 9MMAS:STRYKER 58-17009E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2551	鈦螺絲 1.7MM BONE SCREW 10MM AS:STRYKER 58-17010E	1.7MM BONE SCREW 10MM AS:STRYKER 58-17010E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2552	鈦螺絲 1.7MM BONE SCREW 7MM AS:STRYKER 58-17007E	1.7MM BONE SCREW 7MM AS:STRYKER 58-17007E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2553	鈦螺絲 1.7MM BONE SCREW 8MM AS:STRYKER 58-17008E	1.7MM BONE SCREW 8MM AS:STRYKER 58-17008E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2554	鈦螺絲 1.7MM BONE SCREW 5MM AS:STRYKER 58-17005E	1.7MM BONE SCREW 5MM AS:STRYKER 58-17005E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2555	鈦螺絲 1.7MM BONE SCREW 6MM AS:STRYKER 58-17006E	1.7MM BONE SCREW 6MM AS:STRYKER 58-17006E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2556	緊急備用鈦螺絲 1.4MM EMERGENCY SCREW 7MM AS:STRYKER 58-14007E	1.4MM EMERGENCY SCREW 7MM AS:STRYKER 58-14007E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2557	緊急備用鈦螺絲 1.4MM EMERGENCY SCREW 9MM AS:STRYKER 58-14009E	1.4MM EMERGENCY SCREW 9MM AS:STRYKER 58-14009E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2558	上方外側鎖骨鎖定加壓骨板 LCP SUPERIOR CLAVICLE PLATE 2.7/3.5MM LATERAL LEFT 7H AS:SYNTHES 04.112.093	LCP SUPERIOR CLAVICLE PLATE 2.7/3.5MM LATERAL LEFT 7H AS:SYNTHES 04.112.093	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症，手術後立即恢復肩關節活動能力。鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	73000	FBZ023405002	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2559	上方外側鎖骨鎖定加壓骨板 LCP SUPERIOR CLAVICLE PLATE 2.7/3.5MM LATERAL RIGHT 8H AS:SYNTHES 04.112.094	LCP SUPERIOR CLAVICLE PLATE 2.7/3.5MM LATERAL RIGHT 8H AS:SYNTHES 04.112.094	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症，手術後立即恢復肩關節活動能力。鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	73000	FBZ023405002	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2560	上方外側鎖骨鎖定加壓骨板 LCP SUPERIOR CLAVICLE PLATE 2.7/3.5MM LATERAL LEFT 6H AS:SYNTHES 04.112.091	LCP SUPERIOR CLAVICLE PLATE 2.7/3.5MM LATERAL LEFT 6H AS:SYNTHES 04.112.091	互鎖式鋼板使用員螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	強度為健保316L鋼材3倍，為同產品鈦合金強度1.5-2倍，同時此鋼材不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之臨床問題。互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。	互鎖式鋼板使用員螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	73000	FBZ023405002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
2561	上方外側鎖骨鎖定加壓骨板 LCP SUPERIOR CLAVICLE PLATE 2.7/3.5MM LATERAL RIGHT 7H AS:SYNTHES 04.112.092	LCP SUPERIOR CLAVICLE PLATE 2.7/3.5MM LATERAL RIGHT 7H AS:SYNTHES 04.112.092	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症，手術後立即恢復肩關節活動能力。鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	73000	FBZ023405002	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2562	上方鎖骨鎖定加壓骨板 LCP SUPERIOR CLAVICLE PLATE 3.5MM LEFT 8H AS:SYNTHES 04.112.085	LCP SUPERIOR CLAVICLE PLATE 3.5MM LEFT 8H AS:SYNTHES 04.112.085	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症，手術後立即恢復肩關節活動能力。鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	73000	FBZ023405001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2563	上方外側鎖骨鎖定加壓骨板 LCP SUPERIOR CLAVICLE PLATE 2.7/3.5MM LATERAL RIGHT 6H AS:SYNTHES 04.112.090	LCP SUPERIOR CLAVICLE PLATE 2.7/3.5MM LATERAL RIGHT 6H AS:SYNTHES 04.112.090	互鎖式鋼板使用員螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	強度為健保316L鋼材3倍，為同產品鈦合金強度1.5-2倍，同時此鋼材不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之臨床問題。互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。	互鎖式鋼板使用員螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	73000	FBZ023405002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
2564	上方鎖骨鎖定加壓骨板 LCP SUPERIOR CLAVICLE PLATE 3.5MM LEFT 7H AS:SYNTHES 04.112.083	LCP SUPERIOR CLAVICLE PLATE 3.5MM LEFT 7H AS:SYNTHES 04.112.083	互鎖式鋼板使用員螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	強度為健保316L鋼材3倍，為同產品鈦合金強度1.5-2倍，同時此鋼材不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之臨床問題。互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。	互鎖式鋼板使用員螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	73000	FBZ023405001	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
2565	上方鎖骨鎖定加壓骨板 LCP SUPERIOR CLAVICLE PLATE 3.5MM RIGHT 8H AS:SYNTHES 04.112.084	LCP SUPERIOR CLAVICLE PLATE 3.5MM RIGHT 8H AS:SYNTHES 04.112.084	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症，手術後立即恢復肩關節活動能力。鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	73000	FBZ023405001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2566	鎖定上方前方鎖骨骨板 LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE 3.5MM 6H LEFT AS:SYNTHES 04.112.027	LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE 3.5MM 6H LEFT AS:SYNTHES 04.112.027	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症，手術後立即恢復肩關節活動能力。鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	60000	FBZ020565002	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2567	鎖定上方前方鎖骨骨板 LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE 3.5MM 7H RIGHT AS:SYNTHES 04.112.028	LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE 3.5MM 7H RIGHT AS:SYNTHES 04.112.028	1.鎖骨複雜性骨折。2.骨質疏鬆	異物感	骨板的形狀和尺寸配合鎖骨，完全人體功學設計，提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。	更好的穩定性與固定效果	60000	FBZ020565002	請遵照醫師衛教規定。
2568	鎖定上方前方鎖骨骨板 LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE 3.5MM 7H LEFT AS:SYNTHES 04.112.029	LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE 3.5MM 7H LEFT AS:SYNTHES 04.112.029	1.鎖骨複雜性骨折。2.骨質疏鬆	異物感	骨板的形狀和尺寸配合鎖骨，完全人體功學設計，提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。	更好的穩定性與固定效果	60000	FBZ020565002	請遵照醫師衛教規定。
2569	鎖定上方前方鎖骨骨板 LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE 3.5MM 8H RIGHT AS:SYNTHES 04.112.030	LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE 3.5MM 8H RIGHT AS:SYNTHES 04.112.030	1.鎖骨複雜性骨折。2.骨質疏鬆	異物感	骨板的形狀和尺寸配合鎖骨，完全人體功學設計，提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。	更好的穩定性與固定效果	60000	FBZ020565002	請遵照醫師衛教規定。
2570	鎖定上方前方鎖骨骨板 LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE 3.5MM 8H LEFT AS:SYNTHES 04.112.031	LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE 3.5MM 8H LEFT AS:SYNTHES 04.112.031	1.鎖骨複雜性骨折。2.骨質疏鬆	異物感	骨板的形狀和尺寸配合鎖骨，完全人體功學設計，提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。	更好的穩定性與固定效果	60000	FBZ020565002	請遵照醫師衛教規定。
2571	鎖定上方前方鎖骨骨板 LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE WITH LATERAL 2.7/3.5MM 8H LEFT AS:SYNTHES 04.112.021	LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE WITH LATERAL 2.7/3.5MM 8H LEFT AS:SYNTHES 04.112.021	1.鎖骨遠端複雜性骨折。2.骨質疏鬆	異物感	骨板的形狀和尺寸配合鎖骨外側，完全人體功學設計，提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。	更好的穩定性與固定效果	60000	FBZ020565002	請遵照醫師衛教規定。
2572	鎖定上方前方鎖骨骨板 LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE WITH LATERAL 2.7/3.5MM 5H RIGHT AS:SYNTHES 04.112.012	LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE WITH LATERAL 2.7/3.5MM 5H RIGHT AS:SYNTHES 04.112.012	1.鎖骨遠端複雜性骨折。2.骨質疏鬆	異物感	骨板的形狀和尺寸配合鎖骨外側，完全人體功學設計，提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。	更好的穩定性與固定效果	60000	FBZ020565002	請遵照醫師衛教規定。

2573	鎖定上方前方鎖骨骨板 LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE WITH LATERAL 2.7/3.5MM 5H LEFT AS:SYNTHES 04.112.013	LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE WITH LATERAL 2.7/3.5MM 5H LEFT AS:SYNTHES 04.112.013	1.鎖骨遠端複雜性骨折。.2.骨質疏鬆	異物感	骨板的形狀和尺寸配合鎖骨外側，完全人體功學設計，提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。	更好的穩定性與固定效果	60000	FBZ020565002	請遵照醫師衛教規定。
2574	鎖定上方前方鎖骨骨板 LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE WITH LATERAL 2.7/3.5MM 8H RIGHT AS:SYNTHES 04.112.020	LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE WITH LATERAL 2.7/3.5MM 8H RIGHT AS:SYNTHES 04.112.020	1.鎖骨遠端複雜性骨折。.2.骨質疏鬆	異物感	骨板的形狀和尺寸配合鎖骨外側，完全人體功學設計，提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。	更好的穩定性與固定效果	60000	FBZ020565002	請遵照醫師衛教規定。
2575	鎖定上方前方鎖骨骨板 LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE WITH LATERAL 2.7/3.5MM 6H RIGHT AS:SYNTHES 04.112.008	LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE WITH LATERAL 2.7/3.5MM 6H RIGHT AS:SYNTHES 04.112.008	1.鎖骨遠端複雜性骨折。.2.骨質疏鬆	異物感	骨板的形狀和尺寸配合鎖骨外側，完全人體功學設計，提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。	更好的穩定性與固定效果	60000	FBZ020565002	請遵照醫師衛教規定。
2576	鎖定上方前方鎖骨骨板 LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE WITH LATERAL 2.7/3.5MM 4H RIGHT AS:SYNTHES 04.112.010	LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE WITH LATERAL 2.7/3.5MM 4H RIGHT AS:SYNTHES 04.112.010	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症，手術後立即恢復肩關節活動能力。鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	60000	FBZ020565002	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2577	萬向中空腥骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL ψ12.0MM 345MM AS:SYNTHES 04.004.649	EXPERT TIBIAL NAIL ψ12.0MM 345MM AS:SYNTHES 04.004.649	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	提供較多穩定度對於假關節、腫瘤、癒合不良及疏鬆骨的錨定能力。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ018775001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2578	萬向中空腥骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL ψ12.0MM 360MM AS:SYNTHES 04.004.652	EXPERT TIBIAL NAIL ψ12.0MM 360MM AS:SYNTHES 04.004.652	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	提供較多穩定度對於假關節、腫瘤、癒合不良及疏鬆骨的錨定能力。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ018775001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2579	萬向中空腥骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL ψ12.0MM 375MM AS:SYNTHES 04.004.655	EXPERT TIBIAL NAIL ψ12.0MM 375MM AS:SYNTHES 04.004.655	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	提供較多穩定度對於假關節、腫瘤、癒合不良及疏鬆骨的錨定能力。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ018775001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2580	萬向中空腥骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL ψ12.0MM 300MM AS:SYNTHES 04.004.640	EXPERT TIBIAL NAIL ψ12.0MM 300MM AS:SYNTHES 04.004.640	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	提供較多穩定度對於假關節、腫瘤、癒合不良及疏鬆骨的錨定能力。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ018775001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2581	鎖定上方前方鎖骨骨板 LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE WITH LATERAL 2.7/3.5MM 6H LEFT AS:SYNTHES 04.112.009	LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE WITH LATERAL 2.7/3.5MM 6H LEFT AS:SYNTHES 04.112.009	1.鎖骨遠端複雜性骨折。.2.骨質疏鬆	異物感	骨板的形狀和尺寸配合鎖骨外側，完全人體功學設計，提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。	更好的穩定性與固定效果	60000	FBZ020565002	請遵照醫師衛教規定。
2582	遠端內側腥骨鎖定加壓骨板 LCP LOW BEND MEDIAL DISTAL TIBIA PLATE 3.5MM 8H LEFT AS:SYNTHES 04.112.519	LCP LOW BEND MEDIAL DISTAL TIBIA PLATE 3.5MM 8H LEFT AS:SYNTHES 04.112.519	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	對骨折部位提供良好的固定效果，術後復元更快速可提早恢復原有的生活功能。	無對應健保品	77700	FBZ023616001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
2583	遠端內側腥骨鎖定加壓骨板 LCP LOW BEND MEDIAL DISTAL TIBIA PLATE 3.5MM 10H LEFT AS:SYNTHES 04.112.523	LCP LOW BEND MEDIAL DISTAL TIBIA PLATE 3.5MM 10H LEFT AS:SYNTHES 04.112.523	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	對骨折部位提供良好的固定效果，術後復元更快速可提早恢復原有的生活功能。	無對應健保品	77700	FBZ023616001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
2584	遠端外側腓骨鎖定加壓骨板 LCP LATERAL DISTAL FIBULA PLATE 2.7/3.5MM RIGHT 6H AS:SYNTHES 04.112.142	LCP LATERAL DISTAL FIBULA PLATE 2.7/3.5MM RIGHT 6H AS:SYNTHES 04.112.142	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72500	FBZ024782001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2585	萬向中空腥骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL ψ12.0MM 315MM AS:SYNTHES 04.004.643	EXPERT TIBIAL NAIL ψ12.0MM 315MM AS:SYNTHES 04.004.643	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	提供較多穩定度對於假關節、腫瘤、癒合不良及疏鬆骨的錨定能力。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ018775001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2586	遠端內側腥骨鎖定加壓骨板 LCP LOW BEND MEDIAL DISTAL TIBIA PLATE 3.5MM 8H RIGHT AS:SYNTHES 04.112.518	LCP LOW BEND MEDIAL DISTAL TIBIA PLATE 3.5MM 8H RIGHT AS:SYNTHES 04.112.518	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	對骨折部位提供良好的固定效果，術後復元更快速可提早恢復原有的生活功能。	無對應健保品	77700	FBZ023616001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
2587	萬向中空腥骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL ψ11.0MM 375MM AS:SYNTHES 04.004.555	EXPERT TIBIAL NAIL ψ11.0MM 375MM AS:SYNTHES 04.004.555	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	提供較多穩定度對於假關節、腫瘤、癒合不良及疏鬆骨的錨定能力。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ018775001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2588	萬向中空腥骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL ψ12.0MM 285MM AS:SYNTHES 04.004.637	EXPERT TIBIAL NAIL ψ12.0MM 285MM AS:SYNTHES 04.004.637	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	提供較多穩定度對於假關節、腫瘤、癒合不良及疏鬆骨的錨定能力。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ018775001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2589	萬向中空腥骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL ψ11.0MM 315MM AS:SYNTHES 04.004.543	EXPERT TIBIAL NAIL ψ11.0MM 315MM AS:SYNTHES 04.004.543	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	提供較多穩定度對於假關節、腫瘤、癒合不良及疏鬆骨的錨定能力。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ018775001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2590	遠端外側腓骨鎖定加壓骨板 LCP LATERAL DISTAL FIBULA PLATE 2.7/3.5MM LEFT 6H AS:SYNTHES 04.112.143	LCP LATERAL DISTAL FIBULA PLATE 2.7/3.5MM LEFT 6H AS:SYNTHES 04.112.143	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72500	FBZ024782001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2591	萬向中空腥骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL ψ11.0MM 360MM AS:SYNTHES 04.004.552	EXPERT TIBIAL NAIL ψ11.0MM 360MM AS:SYNTHES 04.004.552	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	提供較多穩定度對於假關節、腫瘤、癒合不良及疏鬆骨的錨定能力。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ018775001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2592	遠端外側腓骨鎖定加壓骨板 LCP LATERAL DISTAL FIBULA PLATE 2.7/3.5MM LEFT 5H AS:SYNTHES 04.112.141	LCP LATERAL DISTAL FIBULA PLATE 2.7/3.5MM LEFT 5H AS:SYNTHES 04.112.141	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72500	FBZ024782001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2593	上方外側鎖骨鎖定加壓骨板 LCP SUPERIOR CLAVICLE PLATE 2.7/3.5MM LATERAL LEFT 8H AS:SYNTHES 04.112.095	LCP SUPERIOR CLAVICLE PLATE 2.7/3.5MM LATERAL LEFT 8H AS:SYNTHES 04.112.095	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症，手術後立即恢復肩關節活動能力。鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	73000	FBZ023405002	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2594	萬向中空腥骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL ψ11.0MM 330MM AS:SYNTHES 04.004.546	EXPERT TIBIAL NAIL ψ11.0MM 330MM AS:SYNTHES 04.004.546	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	提供較多穩定度對於假關節、腫瘤、癒合不良及疏鬆骨的錨定能力。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ018775001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。

2595	萬向中空脛骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL ψ11.0MM 345MM AS:SYNTHES 04.004.549	EXPERT TIBIAL NAIL ψ11.0MM 345MM AS:SYNTHES 04.004.549	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	提供較多穩定度對於假關節、腫瘤、癒合不良及疏鬆骨的錨定能力佳・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ018775001	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
2596	遠端外側腓骨鎖定加壓骨板 LCP LATERAL DISTAL FIBULA PLATE 2.7/3.5MM RIGHT 5H AS:SYNTHES 04.112.140	LCP LATERAL DISTAL FIBULA PLATE 2.7/3.5MM RIGHT 5H AS:SYNTHES 04.112.140	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72500	FBZ024782001	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
2597	遠端外側腓骨鎖定加壓骨板 LCP LATERAL DISTAL FIBULA PLATE 2.7/3.5MM RIGHT 4H AS:SYNTHES 04.112.138	LCP LATERAL DISTAL FIBULA PLATE 2.7/3.5MM RIGHT 4H AS:SYNTHES 04.112.138	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72500	FBZ024782001	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
2598	遠端外側腓骨鎖定加壓骨板 LCP LATERAL DISTAL FIBULA PLATE 2.7/3.5MM LEFT 4H AS:SYNTHES 04.112.139	LCP LATERAL DISTAL FIBULA PLATE 2.7/3.5MM LEFT 4H AS:SYNTHES 04.112.139	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72500	FBZ024782001	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不可與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
2599	利夏修爾手控式血管凝集器械 LIGASURE VESSEL SEALING HANDSWITCH INSTRUMENTS AS:COVIDIEN LF4318	LIGASURE VESSEL SEALING HANDSWITCH INSTRUMENTS AS:COVIDIEN LF4318	健保署拒絕給付・	無	1.適用於open surgery 2.可結紮並切割7mm以下血管及組織 3. 可選擇手控及腳控使用	無對應健保品	25700	SAY025753001	手術後的康復訓練應嚴格遵照・
2600	超音波手術用管路系統 STERILE MANIFOLD TUBING (36KHZ) HANDPIECE AS:VALLEYLAB C3601	STERILE MANIFOLD TUBING (36KHZ) HANDPIECE AS:VALLEYLAB C3601	使用超音波震動抽吸儀，沖水吸取廢液用耗材	無	超音波震碎儀沖水吸廢液專用配件，係用於外科手術程序中破碎、乳化與吸入之軟組織・	獨特沖吸兩用矽膠管路	6000	TKY014509001	無
2601	超音波直型延伸震擊頭 36KHZ STANDARD TIP WITH FLUE & O-RING 1.98MM AS:VALLEYLAB C4612	36KHZ STANDARD TIP WITH FLUE & O-RING 1.98MM AS:VALLEYLAB C4612	使用超音波震動抽吸儀，震碎用耗材	無	超音波震碎儀震碎癌組織專用配件，係用於外科手術程序中破碎、乳化與吸入之軟組織・	保護血管神經等重要組織，並減少病人術中出血	20600	TKY014509002	無
2602	超音波手術用彎曲延伸型震擊頭 36KHZ CURVED EXTENDED STANDARD TIP WITH FLUE & 0-RING AS:VALLEYLAB C4614	36KHZ CURVED EXTENDED STANDARD TIP WITH FLUE & 0-RING AS:VALLEYLAB C4614	使用超音波震動抽吸儀，震碎用耗材	無	超音波震碎儀震碎癌組織專用配件，係用於外科手術程序中破碎、乳化與吸入之軟組織・	保護血管神經等重要組織，並減少病人術中出血	19600	TKY014509002	無
2603	超音波手術刀電燒連接器 23KHZ CEM NOSECONE WITH 2-SWITCHCOVERS AS:VALLEYLAB C6623	23KHZ CEM NOSECONE WITH 2-SWITCHCOVERS AS:VALLEYLAB C6623	術中使用超音波震動抽吸儀時，可及時止血	無	超音波震碎儀止血專用配件，係用於外科手術程序中破碎、乳化與吸入之軟組織・	可及時止血	7900	TKY014509003	無
2604	超音波手術用標準型震擊頭 23KHZ STANDARD TIP WITH FLUE & 0-RING AS:VALLEYLAB C4601	23KHZ STANDARD TIP WITH FLUE & 0-RING AS:VALLEYLAB C4601	使用超音波震動抽吸儀，震碎用耗材	無	超音波震碎儀震碎癌組織專用配件，係用於外科手術程序中破碎、乳化與吸入之軟組織・	保護血管神經等重要組織，並減少病人術中出血	16500	TKY014509002	無
2605	超音波手術刀電燒連接器 36KHZ CEM NOSECONE WITH 2-SWITCHCOVERS AS:VALLEYLAB C6636	36KHZ CEM NOSECONE WITH 2-SWITCHCOVERS AS:VALLEYLAB C6636	術中使用超音波震動抽吸儀時，可及時止血	無	超音波震碎儀止血專用配件，係用於外科手術程序中破碎、乳化與吸入之軟組織・	可及時止血	14250	TKY014509003	無
2606	旋轉式內視鏡剝離鉗 ROTIC ENDO DISSECT* 5MM INSTR AS:USS 174213	ROTIC ENDO DISSECT* 5MM INSTR AS:USS 174213	健保署拒絕給付・	無	"1.可穿過5mm的穿刺器,適用於腹腔鏡手術・.2.一次性使用手術器械，可鈍性撥離組織以及止血"	無對應健保品	5300	TKY012497002	手術後的康復訓練應嚴格遵照・
2607	內視鏡L型帶電燒沖吸管 SURGIWAND Ⅱ5MM SUCTION CAUTERY L-HOOK TIP AND TUBING AS:USSC 178093	SURGIWAND Ⅱ5MM SUCTION CAUTERY L-HOOK TIP AND TUBING AS:USSC 178093	健保署拒絕給付・	無	把電燒及、灌水及吸水功能合而為一	無對應健保品	8800	CDY012782001	手術後的康復訓練應嚴格遵照・
2608	內視鏡沖洗管帶電燒 5MM SURGIWAND IIW/SPATULA TIP 5MM AS:AUTO SUTURE 178094	SURGIWAND IIW/SPATULA TIP 5MM SUCTION IRRIGATION DEVICE WITH CAUTERY AS:AUTO SUTURE 178094	健保署拒絕給付・	無	把電燒及、灌水及吸水功能合而為一	無對應健保品	6500	CDY012782001	手術後的康復訓練應嚴格遵照・
2609	腹腔鏡凝集切割器 LIGASURE ATLAS SINGLE USE LAPAOSCOPIC DEVICE 5MM 37CM AS:VALLEYLAB LF1537	LIGASURE ATLAS SINGLE USE LAPAOSCOPIC DEVICE 5MM 37CM AS:VALLEYLAB LF1537	1.適用於Lap. surgery 2.可結紮並切割7mm以下血管及組織 3. 可選擇手控及腳控使用	無任何副作用	1.適用於Lap. surgery 2.可結紮並切割7mm以下血管及組織 3. 可選擇手控及腳控使用	可直接結紮小於7mm以內的血管、林巴管及組織束，減少手術出血量及手術時間及麻醉時間。	23500	SAY026194001	手術後的康復訓練應嚴格遵照・
2610	進階雙極超音波雙輸出手術雷聲刀 THUNDERBEAT 5MM 35CM FRONT-ACTUATED GRIP AS:OLYMPUS TB-0535FC	THUNDERBEAT 5MM 35CM FRONT-ACTUATED GRIP AS:OLYMPUS TB-0535FC	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者・病患在解剖和構造上，必須適合接受植人物，且需要有功能的三角肌・本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能・	無	同時擁有雙極電燒止血功能及超音波刀之特性，抓取能力強，止血能力好，屬於多功能型器械	無類似健保給付品項	26000	TKY025996002	研究結果顯示本器械無法有效用於絕育手術中的輸卵管絕育或輸卵管結紮中，故不應用在這些手術上・
2611	SINGLE SITE單極電燒 5MM AS:INTUITIVE 428052	MONOPOLAR CAUTERY FOR ROBOTIC 5MM AS:INTUITIVE 428052	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛・	無置入體內，無副作用	器械可運用在達文西手臂上	無	18000	S2024637	需正確安裝在達文西手臂上
2612	安底蓋燒傷敷料 10*20CM(ACTICOAT BURN DRESSING 10*20CM)	ACTICOAT BURN DRESSING 10*20CM	"適用於部分厚度和全部厚度傷口的抗菌隔絕層,這些傷口包括壓力潰瘍、靜脈潰瘍、糖尿病潰瘍、燒燙傷、捐贈者和接受者的移植部位等・"	過敏反應極少	? 銀濃度70ppm以上? 可3天換兼一次? 作為抗菌敷料使用	無健保給傅品項可比較	1500	WWZ022082002	"? 限體外使用? 與油性基質不相容? 接受MRI或放射線治療時,宜取下? 避免接觸 EEG, ECG 測量時所用凝膠? 避免陽光/高溫照射"
2613	安底蓋燒傷敷料(ACTICOAT BURN DRESSING 40*40CM)	ACTICOAT BURN DRESSING 40*40CM	"適用於部分厚度和全部厚度傷口的抗菌隔絕層,這些傷口包括壓力潰瘍、靜脈潰瘍、糖尿病潰瘍、燒燙傷、捐贈者和接受者的移植部位等・"	過敏反應極少	? 銀濃度70ppm以上? 可3天換兼一次? 作為抗菌敷料使用	無健保給傅品項可比較	9400	WWZ022082003	"? 限體外使用? 與油性基質不相容? 接受MRI或放射線治療時,宜取下? 避免接觸 EEG, ECG 測量時所用凝膠? 避免陽光/高溫照射"
2614	進階雙極超音波雙輸出手術雷聲刀 THUNDERBEAT 5MM 45CM FRONT-ACTUATED GRIP AS:OLYMPUS TB-0545FC	THUNDERBEAT 5MM 45CM FRONT-ACTUATED GRIP AS:OLYMPUS TB-0545FC	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛・	無	同時擁有雙極電燒止血功能及超音波刀之特性，抓取能力強，止血能力好，屬於多功能型器械	無類似健保給付品項	26000	TKY025996002	研究結果顯示本器械無法有效用於絕育手術中的輸卵管絕育或輸卵管結紮中，故不應用在這些手術上・
2615	SINGLE SITE單孔套管 8.5MM AS:INTUITIVE 428065	PORT FOR ROBOTIC 8.5MM ENDOSCOPE AS:INTUITIVE 428065	適用於達文西單孔手術之單孔套管	無置入體內，無副作用	此單孔套件運用於達文西單孔手術	無	21000	S2024637	需正確安裝在適當傷口內
2616	鏡頭臂無菌套 AS:INTUITIVE 420279	DRAPE CAMERA ARM FOR ROBOTIC AS:INTUITIVE 420279	適用於達文西設備的無菌覆蓋套	無置入體內，無副作用	無菌套可覆蓋於達文西裝置上	無	5900	S11014038	需正確安裝在達文西設備上
2617	胸肺抓取鉗 5MM AS:INTUITIVE 420343	THORACIC GRASPER FOR ROBOTIC 5MM AS:INTUITIVE 420343	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	30000	S8026172051	無
2618	SINGLE SITE馬氏解剖鉗 5MM AS:INTUITIVE 428050	MARYLAND DISSECTOR FOR ROBOTIC 5MM AS:INTUITIVE 428050	適用於達文西手術之器械・	無置入體內，無副作用	器械可運用在達文西手臂上	無	18000	S2024637	需正確安裝在達文西手臂上

2619	SINGLE SITE海默拉克中血管夾鉗 5MM AS:INTUITIVE 428053	HEMOLOK ML CLIP APPLIER FOR ROBOTIC 5MM AS:INTUITIVE 428053	適用於達文西手術之器械．	無置入體內．無副作用	器械可運用在達文西手臂上	無	2600	S2024637	需正確安裝在達文西手臂上
2620	SINGLE SITE微腕型沖吸管 5MM AS:INTUITIVE 428054	SUCTION IRRIGATOR FOR ROBOTIC 5MM AS:INTUITIVE 428054	適用於達文西手術之器械．	無置入體內．無副作用	器械可運用在達文西手臂上	無	4300	S2024637	需正確安裝在達文西手臂上
2621	SINGLE SITE彎型剪刀 5MM AS:INTUITIVE 428057	CURVED SCISSORS FOR ROBOTIC 5MM AS:INTUITIVE 428057	適用於達文西手術之器械．	無置入體內．無副作用	器械可運用在達文西手臂上	無	18000	S2024637	需正確安裝在達文西手臂上
2622	SINGLE SITE心臟探針抓取鉗 5MM AS:INTUITIVE 428059	CROCODILE GRASPER FOR ROBOTIC 5MM AS:INTUITIVE 428059	適用於達文西手術之器械．	無置入體內．無副作用	器械可運用在達文西手臂上	無	18000	S2024637	需正確安裝在達文西手臂上
2623	利柏羅環形電極導管-二十極 7FR 32.5MMX110CM AS:JAPAN LIFELINE PV2032.5-110	RING ELECTROPHYSIOLOGY CATHETER 20-POLAR 7FR 32.5MMX110CM AS:JAPAN LIFELINE PV2032.5-110	生理電極導管係透過皮膚與血管腔置入心臟冠狀竇與房室瓣膜環帶暫時起搏或心臟生理電極檢查．	請遵照指示使用本產品．以預防故障與不良反應事件的發生；否則將可能誘發心肌梗塞、動脈穿孔、及心包填塞．並可能造成死亡．	有二種型式:一為固定式導管柄;一為轉向式導管柄．轉向式導管柄於操作過程中可利用握把把手將末端導管柄彎曲．	無	64300	CCZ022461002	1. 導管採無菌供應．以EO滅菌．只供單次使用．不可重覆．2. 儲存於低溫、乾燥處．3. 產品必須為密封及無受損時才有效．包裝不完整或過使用效期皆不可使用．4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵．若有任何受損不可使用．5.需有專科執照醫師使用．
2624	螢幕無菌套 AS:INTUITIVE 420281	DRAPE MONITOR FOR ROBOTIC AS:INTUITIVE 420281	適用於達文西設備的無菌覆蓋套	無置入體內．無副作用	無菌套可覆蓋於達文西裝置上	無	4100	S11014038	需正確安裝在達文西設備上
2625	三隻器械臂無菌套組 AS:INTUITIVE 420290	DRAPE INSTRUMENT 3-ARM FOR ROBOTIC AS:INTUITIVE 420290	適用於達文西設備的無菌覆蓋套	無置入體內．無副作用	無菌套可覆蓋於達文西裝置上	無	26000	S11014038	需正確安裝在達文西設備上
2626	四隻器械臂無菌套組 AS:INTUITIVE 420291	DRAPE INSTRUMENT 4-ARM FOR ROBOTIC AS:INTUITIVE 420291	適用於達文西設備的無菌覆蓋套	無置入體內．無副作用	無菌套可覆蓋於達文西裝置上	無	32000	S11014038	需正確安裝在達文西設備上
2627	短的抓取型牽引器 8MM AS:INTUITIVE 420318	SMALL GRAPTOR RETRACTOR FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420318	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	30000	S8026172040	無
2628	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM O.D:8mm L:60mm AS:BBM-080618-1	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM O.D:8mm L:60mm AS:BBM-080618-1	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處．其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長．兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生．	無健保給付同類品可比較．整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險．	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置．在使用此產品前．先行對實行步驟上技術的原理．臨床的反應和危險性做充分的瞭解．禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通．
2629	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM O.D:8mm L:100mm AS:BBM-081018-1	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM O.D:8mm L:100mm AS:BBM-081018-1	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處．其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長．兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生．	無健保給付同類品可比較．整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險．	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置．在使用此產品前．先行對實行步驟上技術的原理．臨床的反應和危險性做充分的瞭解．禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通．
2630	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM O.D:8mm L:100mm AS:BBM-081018-2	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 1800MM O.D:8mm L:100mm AS:BBM-081018-2	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處．其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長．兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生．	無健保給付同類品可比較．整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險．	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置．在使用此產品前．先行對實行步驟上技術的原理．臨床的反應和危險性做充分的瞭解．禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通．
2631	肺靜脈環形電極導管 VARIABLE LOOP MAPPING CATHETER 7.5F 14.5MM-25MM 14 POLES AS:BARD 320100	VARIABLE LOOP MAPPING CATHETER 7.5F 14.5MM-25MM 14 POLES AS:BARD 320100	在評估心律不整時．巴德電生理操控式診斷導管是適用於暫時性心內的感應、紀錄、刺激及暫時性的起搏．	無	本產品是一心臟診斷導管．在可操控柄身的遠端有一可變換直經的環．這個環是由在握把上的拇指轉輪裝置來控制．可使環擴張或收縮．在環上的導管頂端也會藉由推進或拉動握把上的滑動鍵而依單一方向彎曲．	"本案產品與""百歇森偉伯司特""電極導管-Lasso導管和""聖猷達""電極導管-Spiral 同為在作ablation producer時可交互使用之產品"	108000	CXZ010789001	無
2632	萬向中空經骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL ψ11.0MM 300MM AS:SYNTHES 04.004.540	EXPERT TIBIAL NAIL ψ11.0MM 300MM AS:SYNTHES 04.004.540	1.骨質疏鬆．2.複雜性骨折．3.細短手術時間．4.材質較好．	1.異物感．2.術後癒合前疼痛感．	提供較多穩定度對於假關節、腫瘤、癒合不良及疏鬆骨的錨定能力住．支持微創術式．降低感染率、出血量．加快復原．	更好的穩定性與固定效果．鈦合金更符合人體適應性．癒合後可選擇不移除	72000	FBZ018775001	1.需由專業外科醫師使用．2.遵照醫師衛教規定．3.不可與不同材質內植物混用．4切勿重複使用．
2633	萬向中空經骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL ψ10.0MM 330MM AS:SYNTHES 04.004.446	EXPERT TIBIAL NAIL ψ10.0MM 330MM AS:SYNTHES 04.004.446	1.骨質疏鬆．2.複雜性骨折．3.細短手術時間．4.材質較好．	1.異物感．2.術後癒合前疼痛感．	提供較多穩定度對於假關節、腫瘤、癒合不良及疏鬆骨的錨定能力住．支持微創術式．降低感染率、出血量．加快復原．	更好的穩定性與固定效果．鈦合金更符合人體適應性．癒合後可選擇不移除	72000	FBZ018775001	1.需由專業外科醫師使用．2.遵照醫師衛教規定．3.不可與不同材質內植物混用．4切勿重複使用．
2634	萬向中空經骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL ψ11.0MM 285MM AS:SYNTHES 04.004.537	EXPERT TIBIAL NAIL ψ11.0MM 285MM AS:SYNTHES 04.004.537	1.骨質疏鬆．2.複雜性骨折．3.細短手術時間．4.材質較好．	1.異物感．2.術後癒合前疼痛感．	提供較多穩定度對於假關節、腫瘤、癒合不良及疏鬆骨的錨定能力住．支持微創術式．降低感染率、出血量．加快復原．	更好的穩定性與固定效果．鈦合金更符合人體適應性．癒合後可選擇不移除	72000	FBZ018775001	1.需由專業外科醫師使用．2.遵照醫師衛教規定．3.不可與不同材質內植物混用．4切勿重複使用．
2635	萬向中空經骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL ψ9.0MM 330MM AS:SYNTHES 04.004.346	EXPERT TIBIAL NAIL ψ9.0MM 330MM AS:SYNTHES 04.004.346	1.骨質疏鬆．2.複雜性骨折．3.細短手術時間．4.材質較好．	1.異物感．2.術後癒合前疼痛感．	提供較多穩定度對於假關節、腫瘤、癒合不良及疏鬆骨的錨定能力住．支持微創術式．降低感染率、出血量．加快復原．	更好的穩定性與固定效果．鈦合金更符合人體適應性．癒合後可選擇不移除	72000	FBZ018775001	1.需由專業外科醫師使用．2.遵照醫師衛教規定．3.不可與不同材質內植物混用．4切勿重複使用．
2636	萬向中空經骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL ψ10.0MM 345MM AS:SYNTHES 04.004.449	EXPERT TIBIAL NAIL ψ10.0MM 345MM AS:SYNTHES 04.004.449	1.骨質疏鬆．2.複雜性骨折．3.細短手術時間．4.材質較好．	1.異物感．2.術後癒合前疼痛感．	提供較多穩定度對於假關節、腫瘤、癒合不良及疏鬆骨的錨定能力住．支持微創術式．降低感染率、出血量．加快復原．	更好的穩定性與固定效果．鈦合金更符合人體適應性．癒合後可選擇不移除	72000	FBZ018775001	1.需由專業外科醫師使用．2.遵照醫師衛教規定．3.不可與不同材質內植物混用．4切勿重複使用．
2637	萬向中空經骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL ψ10.0MM 360MM AS:SYNTHES 04.004.452	EXPERT TIBIAL NAIL ψ10.0MM 360MM AS:SYNTHES 04.004.452	1.骨質疏鬆．2.複雜性骨折．3.細短手術時間．4.材質較好．	1.異物感．2.術後癒合前疼痛感．	提供較多穩定度對於假關節、腫瘤、癒合不良及疏鬆骨的錨定能力住．支持微創術式．降低感染率、出血量．加快復原．	更好的穩定性與固定效果．鈦合金更符合人體適應性．癒合後可選擇不移除	72000	FBZ018775001	1.需由專業外科醫師使用．2.遵照醫師衛教規定．3.不可與不同材質內植物混用．4切勿重複使用．
2638	萬向中空經骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL ψ10.0MM 375MM AS:SYNTHES 04.004.455	EXPERT TIBIAL NAIL ψ10.0MM 375MM AS:SYNTHES 04.004.455	1.骨質疏鬆．2.複雜性骨折．3.細短手術時間．4.材質較好．	1.異物感．2.術後癒合前疼痛感．	提供較多穩定度對於假關節、腫瘤、癒合不良及疏鬆骨的錨定能力住．支持微創術式．降低感染率、出血量．加快復原．	更好的穩定性與固定效果．鈦合金更符合人體適應性．癒合後可選擇不移除	72000	FBZ018775001	1.需由專業外科醫師使用．2.遵照醫師衛教規定．3.不可與不同材質內植物混用．4切勿重複使用．
2639	萬向中空經骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL ψ9.0MM 285MM AS:SYNTHES 04.004.337	EXPERT TIBIAL NAIL ψ9.0MM 285MM AS:SYNTHES 04.004.337	1.骨質疏鬆．2.複雜性骨折．3.細短手術時間．4.材質較好．	1.異物感．2.術後癒合前疼痛感．	提供較多穩定度對於假關節、腫瘤、癒合不良及疏鬆骨的錨定能力住．支持微創術式．降低感染率、出血量．加快復原．	更好的穩定性與固定效果．鈦合金更符合人體適應性．癒合後可選擇不移除	72000	FBZ018775001	1.需由專業外科醫師使用．2.遵照醫師衛教規定．3.不可與不同材質內植物混用．4切勿重複使用．
2640	萬向中空經骨髓內釘 EXPERT TIBIAL NAIL ψ9.0MM 300MM AS:SYNTHES 04.004.340	EXPERT TIBIAL NAIL ψ9.0MM 300MM AS:SYNTHES 04.004.340	1.骨質疏鬆．2.複雜性骨折．3.細短手術時間．4.材質較好．	1.異物感．2.術後癒合前疼痛感．	提供較多穩定度對於假關節、腫瘤、癒合不良及疏鬆骨的錨定能力住．支持微創術式．降低感染率、出血量．加快復原．	更好的穩定性與固定效果．鈦合金更符合人體適應性．癒合後可選擇不移除	72000	FBZ018775001	1.需由專業外科醫師使用．2.遵照醫師衛教規定．3.不可與不同材質內植物混用．4切勿重複使用．
2641	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM O.D:10mm L:70mm AS:BBP-100718	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM O.D:10mm L:70mm AS:BBP-100718	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處．其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長．兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生．	無健保給付同類品可比較．整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險．	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置．在使用此產品前．先行對實行步驟上技術的原理．臨床的反應和危險性做充分的瞭解．禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通．
2642	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM O.D:10mm L:90mm AS:BBP-100906	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM O.D:10mm L:90mm AS:BBP-100906	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處．其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長．兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生．	無健保給付同類品可比較．整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險．	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置．在使用此產品前．先行對實行步驟上技術的原理．臨床的反應和危險性做充分的瞭解．禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通．

2643	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM O.D:10mm L:80mm AS:BBP-100806	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 600MM O.D:10mm L:80mm AS:BBP-100806	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無健保給付同類品可比較，整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通。
2644	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM O.D:10mm L:80mm AS:BBP-100818	BONASTENT BILIARY STENT 8FR 1800MM O.D:10mm L:80mm AS:BBP-100818	用於惡性膽道腫瘤的壓迫而導致膽道阻塞的病人	"無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等"	膽道支架上共有三處的白金製成的不透線標記分別在支架的兩端及正中間處。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。兩端都有凸緣的設計加強固定支架的位置並有效防止支架置放的位移情況發生。	無健保給付同類品可比較，整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。禁忌:狹窄的部位無法括擴張到可供傳輸系統通。
2645	漏斗胸矯正板 PECTUS SUPPORT BAR 20.3CM AS:BIOMET MICROFIXATION 01-3708	PECTUS SUPPORT BAR 20.3CM AS:BIOMET MICROFIXATION 01-3708	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無	生邁漏斗胸矯正板是一種可幫助矯正漏斗胸的手術器械。醫師藉此種矯正板將內凹的胸骨往外推，而達到重新塑造及改建胸部外形的目的。當胸骨已有明顯改善時，即應將矯正板移除。生邁漏斗胸矯正板是由一種ASTM F-138不鏽鋼所製成的。	無	35000	FBP06PTSBSWR	無
2646	漏斗胸矯正板 PECTUS SUPPORT BAR 17.8CM AS:BIOMET MICROFIXATION 01-3707	PECTUS SUPPORT BAR 17.8CM AS:BIOMET MICROFIXATION 01-3707	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無	生邁漏斗胸矯正板是一種可幫助矯正漏斗胸的手術器械。醫師藉此種矯正板將內凹的胸骨往外推，而達到重新塑造及改建胸部外形的目的。當胸骨已有明顯改善時，即應將矯正板移除。生邁漏斗胸矯正板是由一種ASTM F-138不鏽鋼所製成的。	無	35000	FBP06PTSBSWR	無
2647	盈力恩緊急(1支)骨釘 2.0X7MM SCREW(5) + 2.5X8MM(1) SCREW AS:INION SCR-1225	2.0X7MM SCREW(5) + 2.5X8MM(1) SCREW AS:INION SCR-1225	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	術後感染會導致手術失敗、外科創傷可能會造成神經血管的損傷，植入物可能會造成發炎或過敏反應或提高併發症的風險，在無菌環境中可能會發生局部液體蓄積或異物反應。若有上述現象請速回診就醫。	生物可吸收性材質，可被人體代謝成水及二氧化碳排出體外，代謝時間約２－４年。非金屬材質不會產生微量金屬元素。本品不會妨礙各類視像照影，如：X光、核磁共振攝影、電腦斷層。	與健保可吸收材質比較，本品的材質及製程技術具有專利，本品的強度及延展性佳。與金屬材質比較；本品為無菌非膠原非熱原之可吸收性植人物。本品不會產生金屬離子，不會妨礙各類像造影，如X光、電腦斷層、磁振造影。	12570	FFZ010181022	術後護理有助於傷口的痊癒。留意骨折處，避免使力或碰撞以免再次受到傷害致手術失敗。
2648	盈力恩緊急(1支)骨釘 1.5X4MM(5) + 2.0X5MM E(1) SCREW AS:INION SCR-1222	1.5X4MM(5) + 2.0X5MM E(1) SCREW AS:INION SCR-1222	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	術後感染會導致手術失敗、外科創傷可能會造成神經血管的損傷，植入物可能會造成發炎或過敏反應或提高併發症的風險，在無菌環境中可能會發生局部液體蓄積或異物反應。若有上述現象請速回診就醫。	生物可吸收性材質，可被人體代謝成水及二氧化碳排出體外，代謝時間約２－４年。非金屬材質不會產生微量金屬元素。本品不會妨礙各類視像照影，如：X光、核磁共振攝影、電腦斷層。	與健保可吸收材質比較，本品的材質及製程技術具有專利，本品的強度及延展性佳。與金屬材質比較；本品為無菌非膠原非熱原之可吸收性植人物。本品不會產生金屬離子，不會妨礙各類像造影，如X光、電腦斷層、磁振造影。	15220	FFZ010181022	術後護理有助於傷口的痊癒。留意骨折處，避免使力或碰撞以免再次受到傷害致手術失敗。
2649	盈力恩緊急(1支)骨釘 2.0X5MM SCREW(5) + 2.5X6MM(1) SCREW AS:INION SCR-1224	2.0X5MM SCREW(5) + 2.5X6MM(1) SCREW AS:INION SCR-1224	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	術後感染會導致手術失敗、外科創傷可能會造成神經血管的損傷，植入物可能會造成發炎或過敏反應或提高併發症的風險，在無菌環境中可能會發生局部液體蓄積或異物反應。若有上述現象請速回診就醫。	生物可吸收性材質，可被人體代謝成水及二氧化碳排出體外，代謝時間約２－４年。非金屬材質不會產生微量金屬元素。本品不會妨礙各類視像照影，如：X光、核磁共振攝影、電腦斷層。	與健保可吸收材質比較，本品的材質及製程技術具有專利，本品的強度及延展性佳。與金屬材質比較；本品為無菌非膠原非熱原之可吸收性植人物。本品不會產生金屬離子，不會妨礙各類像造影，如X光、電腦斷層、磁振造影。	12570	FFZ010181022	術後護理有助於傷口的痊癒。留意骨折處，避免使力或碰撞以免再次受到傷害致手術失敗。
2650	盈力恩右L型7洞骨釘(頜骨矯正術) 2.0MM CPS L-PLATE R. 7 HOLE(ORTHOGNATHIC) AS:INION PLT-1039	2.0MM CPS L-PLATE R. 7 HOLE(ORTHOGNATHIC) AS:INION PLT-1039	"屬可吸收性的骨板骨釘,材質及製程技術具專利"	術後感染會導致手術失敗、外科創傷可能會造成神經血管的損傷，植入物可能會造成發炎或過敏反應或提高併發症的風險，在無菌環境中可能會發生局部液體蓄積或異物反應。若有上述現象請速回診就醫。	生物可吸收性材質，可被人體代謝成水及二氧化碳排出體外，代謝時間約２－４年。非金屬材質不會產生微量金屬元素。本品不會妨礙各類視像照影，如：X光、核磁共振攝影、電腦斷層。	與健保可吸收材質比較，本品的材質及製程技術具有專利，本品的強度及延展性佳。與金屬材質比較；本品為無菌非膠原非熱原之可吸收性植人物。本品不會產生金屬離子，不會妨礙各類像造影，如X光、電腦斷層、磁振造影。	10650	FFZ010181017	術後護理有助於傷口的痊癒。留意骨折處，避免使力或碰撞以免再次受到傷害致手術失敗。
2651	盈力恩緊急(1支)骨釘 1.5X6MM(5) + 2.0X7MM E(1) SCREW AS:INION SCR-1223	1.5X6MM(5) + 2.0X7MM E(1) SCREW AS:INION SCR-1223	"屬可吸收性的骨板骨釘,材質及製程技術具專利"	術後感染會導致手術失敗、外科創傷可能會造成神經血管的損傷，植入物可能會造成發炎或過敏反應或提高併發症的風險，在無菌環境中可能會發生局部液體蓄積或異物反應。若有上述現象請速回診就醫。	生物可吸收性材質，可被人體代謝成水及二氧化碳排出體外，代謝時間約２－４年。非金屬材質不會產生微量金屬元素。本品不會妨礙各類視像照影，如：X光、核磁共振攝影、電腦斷層。	與健保可吸收材質比較，本品的材質及製程技術具有專利，本品的強度及延展性佳。與金屬材質比較；本品為無菌非膠原非熱原之可吸收性植人物。本品不會產生金屬離子，不會妨礙各類像造影，如X光、電腦斷層、磁振造影。	15220	FFZ010181022	術後護理有助於傷口的痊癒。留意骨折處，避免使力或碰撞以免再次受到傷害致手術失敗。
2652	盈力恩骨釘 2.5MM CPS SYSTEM SCREW 2.5X8MM(5PCS/SCREW RING) AS:INION SCR-1207	2.5MM CPS SYSTEM SCREW 2.5X8MM(5PCS/SCREW RING) AS:INION SCR-1207	"屬可吸收性的骨板骨釘,材質及製程技術具專利"	術後感染會導致手術失敗、外科創傷可能會造成神經血管的損傷，植入物可能會造成發炎或過敏反應或提高併發症的風險，在無菌環境中可能會發生局部液體蓄積或異物反應。若有上述現象請速回診就醫。	生物可吸收性材質，可被人體代謝成水及二氧化碳排出體外，代謝時間約２－４年。非金屬材質不會產生微量金屬元素。本品不會妨礙各類視像照影，如：X光、核磁共振攝影、電腦斷層。	與健保可吸收材質比較，本品的材質及製程技術具有專利，本品的強度及延展性佳。與金屬材質比較；本品為無菌非膠原非熱原之可吸收性植人物。本品不會產生金屬離子，不會妨礙各類像造影，如X光、電腦斷層、磁振造影。	10150	FFZ010181021	術後護理有助於傷口的痊癒。留意骨折處，避免使力或碰撞以免再次受到傷害致手術失敗。
2653	盈力恩左L型7洞骨釘(頜骨矯正術) 2.0MM CPS L-PLATE L. 7 HOLE(ORTHOGNATHIC) AS:INION PLT-1040	2.0MM CPS L-PLATE L. 7 HOLE(ORTHOGNATHIC) AS:INION PLT-1040	"屬可吸收性的骨板骨釘,材質及製程技術具專利"	術後感染會導致手術失敗、外科創傷可能會造成神經血管的損傷，植入物可能會造成發炎或過敏反應或提高併發症的風險，在無菌環境中可能會發生局部液體蓄積或異物反應。若有上述現象請速回診就醫。	生物可吸收性材質，可被人體代謝成水及二氧化碳排出體外，代謝時間約２－４年。非金屬材質不會產生微量金屬元素。本品不會妨礙各類視像照影，如：X光、核磁共振攝影、電腦斷層。	與健保可吸收材質比較，本品的材質及製程技術具有專利，本品的強度及延展性佳。與金屬材質比較；本品為無菌非膠原非熱原之可吸收性植人物。本品不會產生金屬離子，不會妨礙各類像造影，如X光、電腦斷層、磁振造影。	10650	FFZ010181017	術後護理有助於傷口的痊癒。留意骨折處，避免使力或碰撞以免再次受到傷害致手術失敗。
2654	漏斗胸矯正板 PECTUS SUPPORT BAR 25.4CM AS:BIOMET MICROFIXATION 01-3710	PECTUS SUPPORT BAR 25.4CM AS:BIOMET MICROFIXATION 01-3710	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無	生邁漏斗胸矯正板是一種可幫助矯正漏斗胸的手術器械。醫師藉此種矯正板將內凹的胸骨往外推，而達到重新塑造及改建胸部外形的目的。當胸骨已有明顯改善時，即應將矯正板移除。生邁漏斗胸矯正板是由一種ASTM F-138不鏽鋼所製成的。	無	35000	FBP06PTSBSWR	無
2655	鈦螺絲 1.2MM BONE SCREW 10MM AS:STRYKER 58-12010E	1.2MM BONE SCREW 10MM AS:STRYKER 58-12010E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2656	漏斗胸矯正板 PECTUS SUPPORT BAR 22.9CM AS:BIOMET MICROFIXATION 01-3709	PECTUS SUPPORT BAR 22.9CM AS:BIOMET MICROFIXATION 01-3709	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無	生邁漏斗胸矯正板是一種可幫助矯正漏斗胸的手術器械。醫師藉此種矯正板將內凹的胸骨往外推，而達到重新塑造及改建胸部外形的目的。當胸骨已有明顯改善時，即應將矯正板移除。生邁漏斗胸矯正板是由一種ASTM F-138不鏽鋼所製成的。	無	35000	FBP06PTSBSWR	無
2657	鈦螺絲 1.2MM BONE SCREW 16MM AS:STRYKER 58-12016E	1.2MM BONE SCREW 16MM AS:STRYKER 58-12016E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2658	鈦螺絲 1.2MM BONE SCREW 12MM AS:STRYKER 58-12012E	1.2MM BONE SCREW 12MM AS:STRYKER 58-12012E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2659	鈦螺絲 1.2MM BONE SCREW 14MM AS:STRYKER 58-12014E	1.2MM BONE SCREW 14MM AS:STRYKER 58-12014E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2660	漏斗胸矯正板 PECTUS SUPPORT BAR 30.5CM AS:BIOMET MICROFIXATION 01-3712	PECTUS SUPPORT BAR 30.5CM AS:BIOMET MICROFIXATION 01-3712	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無	生邁漏斗胸矯正板是一種可幫助矯正漏斗胸的手術器械。醫師藉此種矯正板將內凹的胸骨往外推，而達到重新塑造及改建胸部外形的目的。當胸骨已有明顯改善時，即應將矯正板移除。生邁漏斗胸矯正板是由一種ASTM F-138不鏽鋼所製成的。	無	35000	FBP06PTSBSWR	無
2661	小型手部標準鈦板 1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 1 HOLE PRONG PLATE AS:STRYKER 57-05285	1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 1 HOLE PRONG PLATE AS:STRYKER 57-05285	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無

2662	小型手部標準鈦板 1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 3X2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-05291	1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 3X2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-05291	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
2663	小型手部標準鈦板 1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 9 HOLE NARROW Z-PLATE AS:STRYKER 57-05279	1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 9 HOLE NARROW Z-PLATE AS:STRYKER 57-05279	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
2664	小型手部標準鈦板 1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 2X2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-05290	1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 2X2 HOLES 3D PLATE AS:STRYKER 57-05290	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
2665	小型手部標準鈦板 1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 5 HOLE LEFT BLADE PLATE AS:STRYKER 57-05283	1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 5 HOLE LEFT BLADE PLATE AS:STRYKER 57-05283	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
2666	小型手部標準鈦板 1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 7 HOLE T-PLATE AS:STRYKER 57-05260	1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 7 HOLE T-PLATE AS:STRYKER 57-05260	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
2667	小型手部標準鈦板 1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 5 HOLE RIGHT BLADE PLATE AS:STRYKER 57-05282	1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 5 HOLE RIGHT BLADE PLATE AS:STRYKER 57-05282	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
2668	小型手部標準鈦板 1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 7 HOLE NARROW Y-PLATE AS:STRYKER 57-05270	1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 7 HOLE NARROW Y-PLATE AS:STRYKER 57-05270	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
2669	小型手部標準鈦板 1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 10 HOLE NARROW T-PLATE AS:STRYKER 57-05262	1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 10 HOLE NARROW T-PLATE AS:STRYKER 57-05262	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
2670	小型手部標準鈦板 1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 4 HOLE STRAIGHT PLATE AS:STRYKER 57-05202	1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 4 HOLE STRAIGHT PLATE AS:STRYKER 57-05202	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
2671	小型手部標準鈦板 1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 8 HOLE WIDE T-PLATE AS:STRYKER 57-05210	1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 8 HOLE WIDE T-PLATE AS:STRYKER 57-05210	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
2672	小型手部標準鈦板 1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 16 HOLE STRAIGHT PLATE AS:STRYKER 57-05216	1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 16 HOLE STRAIGHT PLATE AS:STRYKER 57-05216	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
2673	小型手部標準鈦板 1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 6 HOLE RIGHT L-PLATE AS:STRYKER 57-05220	1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 6 HOLE RIGHT L-PLATE AS:STRYKER 57-05220	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
2674	小型手部標準鈦板 1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 6 HOLE LEFT L-PLATE AS:STRYKER 57-05221	1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 6 HOLE LEFT L-PLATE AS:STRYKER 57-05221	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
2675	小型手部標準鈦板 1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 6 HOLE NARROW T-PLATE AS:STRYKER 57-05240	1.7MM S PROFYLE HAND STANDARD PLATE 6 HOLE NARROW T-PLATE AS:STRYKER 57-05240	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
2676	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0LEFT 4/8 AS:SYNTHES 424.812	MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0LEFT 4/8 AS:SYNTHES 424.812	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之癒合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果．鈦合金更符合人體適應性．癒合後可選擇不移除	66000	FBZ007815011	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
2677	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0LEFT 4/12 AS:SYNTHES 424.816	MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0LEFT 4/12 AS:SYNTHES 424.816	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之癒合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果．鈦合金更符合人體適應性．癒合後可選擇不移除	66000	FBZ007815011	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
2678	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP DISTAL HUMERUS PLATE 3.5MM 7HAS:SYNTHES 424.830	MATHYS LCP DISTAL HUMERUS PLATE 3.5MM 7HAS:SYNTHES 424.830	互鎖式鋼板使用員螺紋的螺釘與鋼板相結合．達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折．互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力．減少鬆脫．延遲癒合/不癒合等常見併發症．具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	強度為健保316L鋼材3倍．為同產品鈦合金強度1.5-2倍．同時此鋼材不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之臨床問題。互鎖式鋼板因固定力較強．患者可提早下床進行復健/回復正常生活．減低臥病床時間．早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。	互鎖式鋼板使用員螺紋的螺釘與鋼板相結合．達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折．互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力．減少鬆脫．延遲癒合/不癒合等常見併發症	60000	FBZ007815012	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
2679	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP DISTAL HUMERUS PLATE 3.5MM 9HAS:SYNTHES 424.832	MATHYS LCP DISTAL HUMERUS PLATE 3.5MM 9HAS:SYNTHES 424.832	互鎖式鋼板使用員螺紋的螺釘與鋼板相結合．可針對骨折疏鬆或粉碎性骨折．達成有強於傳統鋼板的四倍以上固定力．減少鋼板鬆脫的併發症。	雖然是微創手術．但仍有可能發生手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。但機率極低	子彈型設計．便於在X光導引下．置入於距骨下關節處．矯正扁平足。表面為鈍的螺紋．不傷害周邊軟組織．傷口小．術後復原快	目前健保品項無類似之品項	60000	FBZ007815012	於植入前應選擇適當大小、形狀及設計的植入物
2680	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0LEFT 4/10 AS:SYNTHES 424.814	MATHYS LCP METAPHYSEAL PLATE 3.5/4.5/5.0LEFT 4/10 AS:SYNTHES 424.814	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之癒合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果．鈦合金更符合人體適應性．癒合後可選擇不移除	66000	FBZ007815011	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
2681	鎖定鈦螺絲 2.3MM LOCKING SCREW 26MM AS:STRYKER 53-23026E	2.3MM LOCKING SCREW 26MM AS:STRYKER 53-23026E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2682	緊急備用鈦螺絲 2.5MM EMERGENCY SCREW 6MM AS:STRYKER 58-25006E	2.5MM EMERGENCY SCREW 6MM AS:STRYKER 58-25006E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2683	鎖定鈦螺絲 2.3MM LOCKING SCREW 22MM AS:STRYKER 53-23022E	2.3MM LOCKING SCREW 22MM AS:STRYKER 53-23022E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2684	鎖定鈦螺絲 2.3MM LOCKING SCREW 24MM AS:STRYKER 53-23024E	2.3MM LOCKING SCREW 24MM AS:STRYKER 53-23024E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2685	鎖定鈦螺絲 2.3MM LOCKING SCREW 18MM AS:STRYKER 53-23018E	2.3MM LOCKING SCREW 18MM AS:STRYKER 53-23018E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2686	鎖定鈦螺絲 2.3MM LOCKING SCREW 20MM AS:STRYKER 53-23020E	2.3MM LOCKING SCREW 20MM AS:STRYKER 53-23020E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2687	鎖定鈦螺絲 2.3MM LOCKING SCREW 15MM AS:STRYKER 53-23015E	2.3MM LOCKING SCREW 15MM AS:STRYKER 53-23015E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2688	鎖定鈦螺絲 2.3MM LOCKING SCREW 16MM AS:STRYKER 53-23016E	2.3MM LOCKING SCREW 16MM AS:STRYKER 53-23016E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無

2689	鎖定鈦螺絲 1.7MM LOCKING SCREW 22MM AS:STRYKER 53-17022E	1.7MM LOCKING SCREW 22MM AS:STRYKER 53-17022E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2690	鎖定鈦螺絲 1.7MM LOCKING SCREW 24MM AS:STRYKER 53-17024E	1.7MM LOCKING SCREW 24MM AS:STRYKER 53-17024E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2691	鎖定鈦螺絲 1.7MM LOCKING SCREW 18MM AS:STRYKER 53-17018E	1.7MM LOCKING SCREW 18MM AS:STRYKER 53-17018E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2692	鎖定鈦螺絲 1.7MM LOCKING SCREW 20MM AS:STRYKER 53-17020E	1.7MM LOCKING SCREW 20MM AS:STRYKER 53-17020E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2693	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP DISTAL TIBIA PLATE 3.5MM LEFT 8H AS:SYNTHES 439.909	MATHYS LCP DISTAL TIBIA PLATE 3.5MM LEFT 8H AS:SYNTHES 439.909	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	強度為健保316L鋼材3倍，為同產品鈦合金強度1.5-2倍，同時此鋼材不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之臨床問題。互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	91000	FBZ007815011	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
2694	脛骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 4H RIGHT AS:SYNTHES 439.984	LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 4H RIGHT AS:SYNTHES 439.984	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ019793003	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2695	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP DISTAL TIBIA PLATE 3.5MM LEFT 6H AS:SYNTHES 439.905	MATHYS LCP DISTAL TIBIA PLATE 3.5MM LEFT 6H AS:SYNTHES 439.905	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	強度為健保316L鋼材3倍，為同產品鈦合金強度1.5-2倍，同時此鋼材不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之臨床問題。互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	91000	FBZ007815011	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
2696	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP DISTAL TIBIA PLATE 3.5MM RIGHT 8H AS:SYNTHES 439.908	MATHYS LCP DISTAL TIBIA PLATE 3.5MM RIGHT 8H AS:SYNTHES 439.908	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	強度為健保316L鋼材3倍，為同產品鈦合金強度1.5-2倍，同時此鋼材不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之臨床問題。互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	91000	FBZ007815011	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
2697	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 4.5/5.0 6H AS:SYNTHES 429.361	MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 4.5/5.0 5H AS:SYNTHES 429.361	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之癒合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	41000	FBZ007815005	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
2698	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 4.5/5.0 7H AS:SYNTHES 429.371	MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 4.5/5.0 7H AS:SYNTHES 429.371	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之癒合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	41000	FBZ007815005	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
2699	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 13H AS:SYNTHES 426.631	MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 13H AS:SYNTHES 426.631	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	強度為健保316L鋼材3倍，為同產品鈦合金強度1.5-2倍，同時此鋼材不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之臨床問題。互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	41000	FBZ007815005	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
2700	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 4.5/5.0 5H AS:SYNTHES 429.351	MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 4.5/5.0 5H AS:SYNTHES 429.351	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之癒合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	41000	FBZ007815005	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
2701	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 16H AS:SYNTHES 426.661	MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 16H AS:SYNTHES 426.661	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之癒合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	41000	FBZ007815005	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
2702	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 4.5/5.0 8H AS:SYNTHES 429.381	MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 4.5/5.0 8H AS:SYNTHES 429.381	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之癒合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	41000	FBZ007815005	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
2703	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP DISTAL TIBIA PLATE 3.5MM RIGHT 6H AS:SYNTHES 439.904	MATHYS LCP DISTAL TIBIA PLATE 3.5MM RIGHT 6H AS:SYNTHES 439.904	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	強度為健保316L鋼材3倍，為同產品鈦合金強度1.5-2倍，同時此鋼材不帶有鈦金屬螺釘拔除不易之臨床問題。互鎖式鋼板因固定力較強，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	91000	FBZ007815011	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
2704	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 4.5/5.0 9H AS:SYNTHES 429.391	MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 4.5/5.0 9H AS:SYNTHES 429.391	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之癒合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	41000	FBZ007815005	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
2705	馬特仕骨板植入物 MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 4.5/5.0 10H AS:SYNTHES 429.401	MATHYS LCP RECONSTRUCTION PLATE 4.5/5.0 10H AS:SYNTHES 429.401	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之癒合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	41000	FBZ007815005	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
2706	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 9H AS:SYNTHES 426.591	MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 9H AS:SYNTHES 426.591	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之癒合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	41000	FBZ007815005	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
2707	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 12H AS:SYNTHES 426.621	MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 12H AS:SYNTHES 426.621	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之癒合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	41000	FBZ007815005	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏
2708	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 10H AS:SYNTHES 426.601	MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 10H AS:SYNTHES 426.601	支援骨接合術與矯正骨骼變形或人工關節置換	1.植入物選擇錯誤或內固定過度負荷之植入物變形失效2.無法適應植入物材質之過敏反應3.血液循環系統障礙之癒合遲緩4.植入物而引起的疼痛	能改善1.骨折碎片或骨骼節段之解剖復位和/或重建2.依照局部生理機能要求的穩定內固定3.維持骨骼與軟組織的血液供應4.肢體之早日活動	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	41000	FBZ007815005	以下病人因素會導致影響手術的成功性:1.體重-過重或肥胖2.工作或活動-當負荷過重時3.年老、精神疾病之病人或酗酒4.部份退化疾病和抽菸5.過敏

2709	馬特仕骨板植入物 MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 11H AS:SYNTHES 426.611	MATHYS LC-DCP 4.5/5.0 BROAD 11H AS:SYNTHES 426.611	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力・2針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效・	如發生感染可能導致治療失敗	強度為健保316L鋼材3倍，為同產品鈦合金強度1.5-2倍，同時此鋼材不帶有鈦金屬螺釘放除不易之臨床問題・互鎖式鋼板因固定力較强，患者可提早下床進行復健/回復正常生活，減低臥病床時間，早期復健亦有助於回復關節面骨折後關節機能・	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力・針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	41000	FBZ007815005	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
2710	鈦螺絲 1.2MM BONE SCREW 6MM AS:STRYKER 58-12006E	1.2MM BONE SCREW 6MM AS:STRYKER 58-12006E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2711	鈦螺絲 1.2MM BONE SCREW 9MM AS:STRYKER 58-12009E	1.2MM BONE SCREW 9MM AS:STRYKER 58-12009E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2712	鈦螺絲 1.2MM BONE SCREW 7MM AS:STRYKER 58-12007E	1.2MM BONE SCREW 7MM AS:STRYKER 58-12007E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2713	鈦螺絲 1.2MM BONE SCREW 8MM AS:STRYKER 58-12008E	1.2MM BONE SCREW 8MM AS:STRYKER 58-12008E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2714	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 XPE TIBIAL INSERT #1 13MM AS：UNITED 2303-3613	XPE TIBIAL INSERT #1 13MM AS：UNITED 2303-3613	1.風濕型關節炎2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者3.截骨術失敗、半關節成型術	1植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變2經/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)3感染、傷口敀血症4引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等5皮膚結痂或傷口延遲癒合	1適用全人工膝關節置換以做為換材料的的另一種選擇2材質與設計可減少磨耗率	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之虞慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度・	42000	FBZ001396001	術後依醫囑限制活動並勿過度施壓手術之關節；並需定期做X光檢查
2715	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 XPE TIBIAL INSERT #1 15MM AS：UNITED 2303-3614	XPE TIBIAL INSERT #1 15MM AS：UNITED 2303-3614	1.風濕型關節炎2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者3.截骨術失敗、半關節成型術	1植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變2經/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)3感染、傷口敀血症4引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等5皮膚結痂或傷口延遲癒合	1適用全人工膝關節置換以做為換材料的的另一種選擇2材質與設計可減少磨耗率	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之虞慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度・	42000	FBZ001396001	術後依醫囑限制活動並勿過度施壓手術之關節；並需定期做X光檢查
2716	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 XPE TIBIAL INSERT #1 9MM AS：UNITED 2303-3611	XPE TIBIAL INSERT #1 9MM AS：UNITED 2303-3611	1.風濕型關節炎2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者3.截骨術失敗、半關節成型術	1植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變2經/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)3感染、傷口敀血症4引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等5皮膚結痂或傷口延遲癒合	1適用全人工膝關節置換以做為換材料的的另一種選擇2材質與設計可減少磨耗率	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之虞慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度・	42000	FBZ001396001	術後依醫囑限制活動並勿過度施壓手術之關節；並需定期做X光檢查
2717	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 XPE TIBIAL INSERT #1 11MM AS：UNITED 2303-3612	XPE TIBIAL INSERT #1 11MM AS：UNITED 2303-3612	1.風濕型關節炎2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者3.截骨術失敗、半關節成型術	1植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變2經/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)3感染、傷口敀血症4引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等5皮膚結痂或傷口延遲癒合	1適用全人工膝關節置換以做為換材料的的另一種選擇2材質與設計可減少磨耗率	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之虞慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度・	42000	FBZ001396001	術後依醫囑限制活動並勿過度施壓手術之關節；並需定期做X光檢查
2718	鎖定鈦螺絲 1.7MM LOCKING SCREW 12MM AS:STRYKER 53-17012E	1.7MM LOCKING SCREW 12MM AS:STRYKER 53-17012E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2719	鎖定鈦螺絲 1.7MM LOCKING SCREW 9MM AS:STRYKER 53-17009E	1.7MM LOCKING SCREW 9MM AS:STRYKER 53-17009E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2720	鎖定鈦螺絲 1.7MM LOCKING SCREW 11MM AS:STRYKER 53-17011E	1.7MM LOCKING SCREW 11MM AS:STRYKER 53-17011E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2721	鎖定鈦螺絲 1.7MM LOCKING SCREW 10MM AS:STRYKER 53-17010E	1.7MM LOCKING SCREW 10MM AS:STRYKER 53-17010E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2722	經骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 6H LEFT AS:SYNTHES 439.987	LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 6H LEFT AS:SYNTHES 439.987	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性．對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果・鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ019793003	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不同與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
2723	經骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 8H RIGHT AS:SYNTHES 439.988	LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 8H RIGHT AS:SYNTHES 439.988	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性．對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果・鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ019793003	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不同與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
2724	經骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 8H LEFT AS:SYNTHES 439.989	LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 8H LEFT AS:SYNTHES 439.989	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性．對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果・鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ019793003	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不同與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
2725	經骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 4H LEFT AS:SYNTHES 439.985	LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 4H LEFT AS:SYNTHES 439.985	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性．對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果・鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ019793003	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不同與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
2726	鎖定鈦螺絲 2.3MM LOCKING SCREW 9MM AS:STRYKER 53-23009E	2.3MM LOCKING SCREW 9MM AS:STRYKER 53-23009E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2727	鎖定鈦螺絲 2.3MM LOCKING SCREW 10MM AS:STRYKER 53-23010E	2.3MM LOCKING SCREW 10MM AS:STRYKER 53-23010E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2728	鎖定鈦螺絲 2.3MM LOCKING SCREW 6MM AS:STRYKER 53-23006E	2.3MM LOCKING SCREW 6MM AS:STRYKER 53-23006E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2729	鎖定鈦螺絲 2.3MM LOCKING SCREW 8MM AS:STRYKER 53-23008E	2.3MM LOCKING SCREW 8MM AS:STRYKER 53-23008E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2730	鎖定鈦螺絲 1.7MM LOCKING SCREW 7MM AS:STRYKER 53-17007E	1.7MM LOCKING SCREW 7MM AS:STRYKER 53-17007E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2731	鎖定鈦螺絲 1.7MM LOCKING SCREW 8MM AS:STRYKER 53-17008E	1.7MM LOCKING SCREW 8MM AS:STRYKER 53-17008E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2732	鎖定鈦螺絲 1.7MM LOCKING SCREW 5MM AS:STRYKER 53-17005E	1.7MM LOCKING SCREW 5MM AS:STRYKER 53-17005E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2733	鎖定鈦螺絲 1.7MM LOCKING SCREW 6MM AS:STRYKER 53-17006E	1.7MM LOCKING SCREW 6MM AS:STRYKER 53-17006E	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	2275	FBZ019512002	無
2734	TRANSARTICULAR TITANIUM SCREW DIA4.0MM/46MM AESCULAP LB486T	TRANSARTICULAR TITANIUM SCREW DIA4.0MM/46MM AESCULAP LB486T	"1.頸椎第二節齒狀凸骨折 2. 經由口腔做齒狀凸切除術3. 齒狀凸慢性未癒合 4. 頸椎第一,二節關節不穩定"	無	"本產品為分為頸椎前開及後開二種螺釘1. 前開可固定齒狀凸骨折並拉回復位2. 後開可固定頸椎第一,二節不穩定,並可解除因第一,二節不穩定產生的症狀"	"健保品項為不鏽鋼材質,本品為鈦合金材質,生物相融性強,不易產生植入後排斥等狀況"	12900	FBZ009117001	不可用於:1. 椎體動脈膨脹至第一頸椎體2. 置入螺絲之部位有解剖或骨頭結構之改變
2735	TRANSARTICULAR TITANIUM SCREW DIA4.0MM/48MM AESCULAP LB488T	TRANSARTICULAR TITANIUM SCREW DIA4.0MM/48MM AESCULAP LB488T	"1.頸椎第二節齒狀凸骨折 2. 經由口腔做齒狀凸切除術3. 齒狀凸慢性未癒合 4. 頸椎第一,二節關節不穩定"	無	"本產品為分為頸椎前開及後開二種螺釘1. 前開可固定齒狀凸骨折並拉回復位2. 後開可固定頸椎第一,二節不穩定,並可解除因第一,二節不穩定產生的症狀"	"健保品項為不鏽鋼材質,本品為鈦合金材質,生物相融性強,不易產生植入後排斥等狀況"	12900	FBZ009117001	不可用於:1. 椎體動脈膨脹至第一頸椎體2. 置入螺絲之部位有解剖或骨頭結構之改變
2736	TRANSARTICULAR TITANIUM SCREW DIA4.0MM/50MM AESCULAP LB490T	TRANSARTICULAR TITANIUM SCREW DIA4.0MM/50MM AESCULAP LB490T	"1.頸椎第二節齒狀凸骨折 2. 經由口腔做齒狀凸切除術3. 齒狀凸慢性未癒合 4. 頸椎第一,二節關節不穩定"	無	"本產品為分為頸椎前開及後開二種螺釘1. 前開可固定齒狀凸骨折並拉回復位2. 後開可固定頸椎第一,二節不穩定,並可解除因第一,二節不穩定產生的症狀"	"健保品項為不鏽鋼材質,本品為鈦合金材質,生物相融性強,不易產生植入後排斥等狀況"	12900	FBZ009117001	不可用於:1. 椎體動脈膨脹至第一頸椎體2. 置入螺絲之部位有解剖或骨頭結構之改變

2737	TRANSARTICULAR TITANIUM SCREW DIA4.0MM/42MM AESCULAP LB482T	TRANSARTICULAR TITANIUM SCREW DIA4.0MM/42MM AESCULAP LB482T	"1.頸椎第二節齒狀凸骨折 2. 經由口腔做齒狀凸切除術3. 齒狀凸慢性未癒合 4. 頸椎第一,二節關節不穩定"	無	"本產品為分為頸椎前開及後開二種螺釘1. 前開可固定齒狀凸骨折並拉回復位2. 後開可固定頸椎第一,二節不穩定,並可解除因第一,二節不穩定產生的症狀"	"健保品項為不鏽鋼材質,本品為鈦合金材質,生物相融性強,不易產生植入後排斥等狀況"	12900	FBZ009117001	不可用於:1. 椎體動脈膨脹至第一頸椎體 2. 置入螺絲之部位有解剖或骨頭結構之改變
2738	TRANSARTICULAR TITANIUM SCREW DIA4.0MM/44MM AESCULAP LB484T	TRANSARTICULAR TITANIUM SCREW DIA4.0MM/44MM AESCULAP LB484T	"1.頸椎第二節齒狀凸骨折 2. 經由口腔做齒狀凸切除術3. 齒狀凸慢性未癒合 4. 頸椎第一,二節關節不穩定"	無	"本產品為分為頸椎前開及後開二種螺釘1. 前開可固定齒狀凸骨折並拉回復位2. 後開可固定頸椎第一,二節不穩定,並可解除因第一,二節不穩定產生的症狀"	"健保品項為不鏽鋼材質,本品為鈦合金材質,生物相融性強,不易產生植入後排斥等狀況"	12900	FBZ009117001	不可用於:1. 椎體動脈膨脹至第一頸椎體 2. 置入螺絲之部位有解剖或骨頭結構之改變
2739	APEFELBAUM TITANIUM SCREW DIA4.0/42MM AS:AESCULAP LB522T	APEFELBAUM TITANIUM SCREW DIA4.0/42MM AS:AESCULAP LB522T	"1.頸椎第二節齒狀凸骨折 2. 經由口腔做齒狀凸切除術3. 齒狀凸慢性未癒合 4. 頸椎第一,二節關節不穩定"	無	"本產品為分為頸椎前開及後開二種螺釘1. 前開可固定齒狀凸骨折並拉回復位2. 後開可固定頸椎第一,二節不穩定,並可解除因第一,二節不穩定產生的症狀"	"健保品項為不鏽鋼材質,本品為鈦合金材質,生物相融性強,不易產生植入後排斥等狀況"	12900	FBZ009117001	不可用於:1. 椎體動脈膨脹至第一頸椎體 2. 置入螺絲之部位有解剖或骨頭結構之改變
2740	APEFELBAUM TITANIUM SCREW DIA4.0/44MM AS:AESCULAP LB524T	APEFELBAUM TITANIUM SCREW DIA4.0/44MM AS:AESCULAP LB524T	"1.頸椎第二節齒狀凸骨折 2. 經由口腔做齒狀凸切除術3. 齒狀凸慢性未癒合 4. 頸椎第一,二節關節不穩定"	無	"本產品為分為頸椎前開及後開二種螺釘1. 前開可固定齒狀凸骨折並拉回復位2. 後開可固定頸椎第一,二節不穩定,並可解除因第一,二節不穩定產生的症狀"	"健保品項為不鏽鋼材質,本品為鈦合金材質,生物相融性強,不易產生植入後排斥等狀況"	12900	FBZ009117001	不可用於:1. 椎體動脈膨脹至第一頸椎體 2. 置入螺絲之部位有解剖或骨頭結構之改變
2741	APEFELBAUM TITANIUM SCREW DIA4.0/46MM AS:AESCULAP LB526T	APEFELBAUM TITANIUM SCREW DIA4.0/46MM AS:AESCULAP LB526T	"1.頸椎第二節齒狀凸骨折 2. 經由口腔做齒狀凸切除術3. 齒狀凸慢性未癒合 4. 頸椎第一,二節關節不穩定"	無	"本產品為分為頸椎前開及後開二種螺釘1. 前開可固定齒狀凸骨折並拉回復位2. 後開可固定頸椎第一,二節不穩定,並可解除因第一,二節不穩定產生的症狀"	"健保品項為不鏽鋼材質,本品為鈦合金材質,生物相融性強,不易產生植入後排斥等狀況"	12900	FBZ009117001	不可用於:1. 椎體動脈膨脹至第一頸椎體 2. 置入螺絲之部位有解剖或骨頭結構之改變
2742	APEFELBAUM TITANIUM SCREW DIA4.0/38MM AS:AESCULAP LB518T	APEFELBAUM TITANIUM SCREW DIA4.0/38MM AS:AESCULAP LB518T	"1.頸椎第二節齒狀凸骨折 2. 經由口腔做齒狀凸切除術3. 齒狀凸慢性未癒合 4. 頸椎第一,二節關節不穩定"	無	"本產品為分為頸椎前開及後開二種螺釘1. 前開可固定齒狀凸骨折並拉回復位2. 後開可固定頸椎第一,二節不穩定,並可解除因第一,二節不穩定產生的症狀"	"健保品項為不鏽鋼材質,本品為鈦合金材質,生物相融性強,不易產生植入後排斥等狀況"	12900	FBZ009117001	不可用於:1. 椎體動脈膨脹至第一頸椎體 2. 置入螺絲之部位有解剖或骨頭結構之改變
2743	APEFELBAUM TITANIUM SCREW DIA4.0/40MM AS:AESCULAP LB520T	APEFELBAUM TITANIUM SCREW DIA4.0/40MM AS:AESCULAP LB520T	"1.頸椎第二節齒狀凸骨折 2. 經由口腔做齒狀凸切除術3. 齒狀凸慢性未癒合 4. 頸椎第一,二節關節不穩定"	無	"本產品為分為頸椎前開及後開二種螺釘1. 前開可固定齒狀凸骨折並拉回復位2. 後開可固定頸椎第一,二節不穩定,並可解除因第一,二節不穩定產生的症狀"	"健保品項為不鏽鋼材質,本品為鈦合金材質,生物相融性強,不易產生植入後排斥等狀況"	12900	FBZ009117001	不可用於:1. 椎體動脈膨脹至第一頸椎體 2. 置入螺絲之部位有解剖或骨頭結構之改變
2744	APEFELBAUM TITANIUM SCREW DIA4.0/32MM AS:AESCULAP LB512T	APEFELBAUM TITANIUM SCREW DIA4.0/32MM AS:AESCULAP LB512T	"1.頸椎第二節齒狀凸骨折 2. 經由口腔做齒狀凸切除術3. 齒狀凸慢性未癒合 4. 頸椎第一,二節關節不穩定"	無	"本產品為分為頸椎前開及後開二種螺釘1. 前開可固定齒狀凸骨折並拉回復位2. 後開可固定頸椎第一,二節不穩定,並可解除因第一,二節不穩定產生的症狀"	"健保品項為不鏽鋼材質,本品為鈦合金材質,生物相融性強,不易產生植入後排斥等狀況"	12900	FBZ009117001	不可用於:1. 椎體動脈膨脹至第一頸椎體 2. 置入螺絲之部位有解剖或骨頭結構之改變
2745	APEFELBAUM TITANIUM SCREW DIA4.0/34MM AS:AESCULAP LB514T	APEFELBAUM TITANIUM SCREW DIA4.0/34MM AS:AESCULAP LB514T	"1.頸椎第二節齒狀凸骨折 2. 經由口腔做齒狀凸切除術3. 齒狀凸慢性未癒合 4. 頸椎第一,二節關節不穩定"	無	"本產品為分為頸椎前開及後開二種螺釘1. 前開可固定齒狀凸骨折並拉回復位2. 後開可固定頸椎第一,二節不穩定,並可解除因第一,二節不穩定產生的症狀"	"健保品項為不鏽鋼材質,本品為鈦合金材質,生物相融性強,不易產生植入後排斥等狀況"	12900	FBZ009117001	不可用於:1. 椎體動脈膨脹至第一頸椎體 2. 置入螺絲之部位有解剖或骨頭結構之改變
2746	APEFELBAUM TITANIUM SCREW DIA4.0/36MM AS:AESCULAP LB516T	APEFELBAUM TITANIUM SCREW DIA4.0/36MM AS:AESCULAP LB516T	"1.頸椎第二節齒狀凸骨折 2. 經由口腔做齒狀凸切除術3. 齒狀凸慢性未癒合 4. 頸椎第一,二節關節不穩定"	無	"本產品為分為頸椎前開及後開二種螺釘1. 前開可固定齒狀凸骨折並拉回復位2. 後開可固定頸椎第一,二節不穩定,並可解除因第一,二節不穩定產生的症狀"	"健保品項為不鏽鋼材質,本品為鈦合金材質,生物相融性強,不易產生植入後排斥等狀況"	12900	FBZ009117001	不可用於:1. 椎體動脈膨脹至第一頸椎體 2. 置入螺絲之部位有解剖或骨頭結構之改變
2747	高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊 XPE TIBIAL INSERT #6 15MM AS：UNITED 2303-3664	XPE TIBIAL INSERT #6 15MM AS：UNITED 2303-3664	1.風濕型關節炎2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者3.截骨術失敗、半關節成型術	1植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變2脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)3感染、傷口敗血症4引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等5皮膚結痂或傷口延遲癒合	1適用全人工膝關節置換以做為換材料的的另一種選擇2材質與設計可減少磨耗率	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片．仍有磨損之機會．尤其是年輕及活動量大的族群．新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片．可以減少76%的磨損．除降低病人對襯墊磨損之虞慮．提高病人運動之意願．達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度．	42000	FBZ001396001	術後依醫囑限制活動並勿過度施壓手術之關節；並需定期做X光檢查
2748	高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊 XPE TIBIAL INSERT #5 13MM AS：UNITED 2303-3653	XPE TIBIAL INSERT #5 13MM AS：UNITED 2303-3653	1.風濕型關節炎2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者3.截骨術失敗、半關節成型術	1植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變2脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)3感染、傷口敗血症4引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等5皮膚結痂或傷口延遲癒合	1適用全人工膝關節置換以做為換材料的的另一種選擇2材質與設計可減少磨耗率	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片．仍有磨損之機會．尤其是年輕及活動量大的族群．新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片．可以減少76%的磨損．除降低病人對襯墊磨損之虞慮．提高病人運動之意願．達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度．	42000	FBZ001396001	術後依醫囑限制活動並勿過度施壓手術之關節；並需定期做X光檢查
2749	高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊 XPE TIBIAL INSERT #5 15MM AS：UNITED 2303-3654	XPE TIBIAL INSERT #5 15MM AS：UNITED 2303-3654	1.風濕型關節炎2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者3.截骨術失敗、半關節成型術	1植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變2脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)3感染、傷口敗血症4引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等5皮膚結痂或傷口延遲癒合	1適用全人工膝關節置換以做為換材料的的另一種選擇2材質與設計可減少磨耗率	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片．仍有磨損之機會．尤其是年輕及活動量大的族群．新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片．可以減少76%的磨損．除降低病人對襯墊磨損之虞慮．提高病人運動之意願．達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度．	42000	FBZ001396001	術後依醫囑限制活動並勿過度施壓手術之關節；並需定期做X光檢查
2750	高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊 XPE TIBIAL INSERT #5 9MM AS：UNITED 2303-3651	XPE TIBIAL INSERT #5 9MM AS：UNITED 2303-3651	1.風濕型關節炎2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者3.截骨術失敗、半關節成型術	1植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變2脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)3感染、傷口敗血症4引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等5皮膚結痂或傷口延遲癒合	1適用全人工膝關節置換以做為換材料的的另一種選擇2材質與設計可減少磨耗率	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片．仍有磨損之機會．尤其是年輕及活動量大的族群．新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片．可以減少76%的磨損．除降低病人對襯墊磨損之虞慮．提高病人運動之意願．達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度．	42000	FBZ001396001	術後依醫囑限制活動並勿過度施壓手術之關節；並需定期做X光檢查
2751	高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊 XPE TIBIAL INSERT #5 11MM AS：UNITED 2303-3652	XPE TIBIAL INSERT #5 11MM AS：UNITED 2303-3652	1.風濕型關節炎2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者3.截骨術失敗、半關節成型術	1植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變2脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)3感染、傷口敗血症4引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等5皮膚結痂或傷口延遲癒合	1適用全人工膝關節置換以做為換材料的的另一種選擇2材質與設計可減少磨耗率	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片．仍有磨損之機會．尤其是年輕及活動量大的族群．新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片．可以減少76%的磨損．除降低病人對襯墊磨損之虞慮．提高病人運動之意願．達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度．	42000	FBZ001396001	術後依醫囑限制活動並勿過度施壓手術之關節；並需定期做X光檢查
2752	高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊 XPE TIBIAL INSERT #3 18MM AS：UNITED 2303-3635	XPE TIBIAL INSERT #3 18MM AS：UNITED 2303-3635	1.風濕型關節炎2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者3.截骨術失敗、半關節成型術	1植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變2脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)3感染、傷口敗血症4引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等5皮膚結痂或傷口延遲癒合	1適用全人工膝關節置換以做為換材料的的另一種選擇2材質與設計可減少磨耗率	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片．仍有磨損之機會．尤其是年輕及活動量大的族群．新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片．可以減少76%的磨損．除降低病人對襯墊磨損之虞慮．提高病人運動之意願．達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度．	42000	FBZ001396001	術後依醫囑限制活動並勿過度施壓手術之關節；並需定期做X光檢查
2753	高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊 XPE TIBIAL INSERT #4 9MM AS：UNITED 2303-3641	XPE TIBIAL INSERT #4 9MM AS：UNITED 2303-3641	1.風濕型關節炎2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者3.截骨術失敗、半關節成型術	1植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變2脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)3感染、傷口敗血症4引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等5皮膚結痂或傷口延遲癒合	1適用全人工膝關節置換以做為換材料的的另一種選擇2材質與設計可減少磨耗率	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片．仍有磨損之機會．尤其是年輕及活動量大的族群．新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片．可以減少76%的磨損．除降低病人對襯墊磨損之虞慮．提高病人運動之意願．達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度．	42000	FBZ001396001	術後依醫囑限制活動並勿過度施壓手術之關節；並需定期做X光檢查
2754	高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊 XPE TIBIAL INSERT #3 13MM AS：UNITED 2303-3633	XPE TIBIAL INSERT #3 13MM AS：UNITED 2303-3633	1.風濕型關節炎2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者3.截骨術失敗、半關節成型術	1植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變2脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)3感染、傷口敗血症4引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等5皮膚結痂或傷口延遲癒合	1適用全人工膝關節置換以做為換材料的的另一種選擇2材質與設計可減少磨耗率	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片．仍有磨損之機會．尤其是年輕及活動量大的族群．新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片．可以減少76%的磨損．除降低病人對襯墊磨損之虞慮．提高病人運動之意願．達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度．	42000	FBZ001396001	術後依醫囑限制活動並勿過度施壓手術之關節；並需定期做X光檢查
2755	高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊 XPE TIBIAL INSERT #3 15MM AS：UNITED 2303-3634	XPE TIBIAL INSERT #3 15MM AS：UNITED 2303-3634	1.風濕型關節炎2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者3.截骨術失敗、半關節成型術	1植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變2脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)3感染、傷口敗血症4引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等5皮膚結痂或傷口延遲癒合	1適用全人工膝關節置換以做為換材料的的另一種選擇2材質與設計可減少磨耗率	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片．仍有磨損之機會．尤其是年輕及活動量大的族群．新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片．可以減少76%的磨損．除降低病人對襯墊磨損之虞慮．提高病人運動之意願．達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度．	42000	FBZ001396001	術後依醫囑限制活動並勿過度施壓手術之關節；並需定期做X光檢查

2756	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 XPE TIBIAL INSERT #2 11MM AS：UNITED 2303-3622	XPE TIBIAL INSERT #2 11MM AS：UNITED 2303-3622	1.風濕型關節炎2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者3.截骨術失敗、半關節成型術	1植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變2經/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)3感染、傷口敀血症4引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等5皮膚結痂或傷口延遲癒合	1適用全人工膝關節置換以做為換材料的的另一種選擇2材質與設計可減少磨耗率	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之虞慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度。	42000	FBZ001396001	術後依醫囑限制活動並勿過度施壓手術之關節；並需定期做X光檢查
2757	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 XPE TIBIAL INSERT #2 13MM AS：UNITED 2303-3623	XPE TIBIAL INSERT #2 13MM AS：UNITED 2303-3623	1.風濕型關節炎2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者3.截骨術失敗、半關節成型術	1植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變2經/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)3感染、傷口敀血症4引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等5皮膚結痂或傷口延遲癒合	1適用全人工膝關節置換以做為換材料的的另一種選擇2材質與設計可減少磨耗率	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之虞慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度。	42000	FBZ001396001	術後依醫囑限制活動並勿過度施壓手術之關節；並需定期做X光檢查
2758	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 XPE TIBIAL INSERT #1 18MM AS：UNITED 2303-3615	XPE TIBIAL INSERT #1 18MM AS：UNITED 2303-3615	1.風濕型關節炎2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者3.截骨術失敗、半關節成型術	1植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變2經/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)3感染、傷口敀血症4引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等5皮膚結痂或傷口延遲癒合	1適用全人工膝關節置換以做為換材料的的另一種選擇2材質與設計可減少磨耗率	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之虞慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度。	42000	FBZ001396001	術後依醫囑限制活動並勿過度施壓手術之關節；並需定期做X光檢查
2759	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 XPE TIBIAL INSERT #2 9MM AS：UNITED 2303-3621	XPE TIBIAL INSERT #2 9MM AS：UNITED 2303-3621	1.風濕型關節炎2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者3.截骨術失敗、半關節成型術	1植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變2經/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)3感染、傷口敀血症4引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等5皮膚結痂或傷口延遲癒合	1適用全人工膝關節置換以做為換材料的的另一種選擇2材質與設計可減少磨耗率	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之虞慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度。	42000	FBZ001396001	術後依醫囑限制活動並勿過度施壓手術之關節；並需定期做X光檢查
2762	遙控灌注冷卻式溫控尖端可調彎式診斷/電燒 電生理導管 4ELECTRODES 2-5-2MM TIP:3.5MM 8F 130CM AS:BIOSENSE WEBSTER NR7TCSIY	RMT THERMOCOOL DIAGNOSTIC/ABLATION STEERABLE CATH. 4ELECTRODES 2-5-2MM TIP:3.5MM 8F 130CM AS:BIOSENSE WEBSTER NR7TCSIY	本產品適用於心臟的電生理定位檢查（刺激與記錄）；若連接射頻產生器使用，能進行心臟的電燒。	文獻記錄了許多因心導管電燒術所引發的嚴重不良反應，例如肺栓塞、心肌梗塞、中風、心包膜填塞與死亡。	本產品適用於心臟的電生理定位檢查（刺激與記錄）；若連接射頻產生器使用，能進行心臟的電燒。	燒灼時同時灌水，可以避免因溫度過高，而造成燒灼點易於結痂的情況發生。	88000	CXE05NR7TCWE	無
2764	骨撐開系統 GUARDIAN INFLATABLE BONE EXPANDER SYSTEM 16.5MM AS:BM BMK15-1	GUARDIAN INFLATABLE BONE EXPANDER SYSTEM 16.5MM AS:BM BMK15-1	1. 使用經皮穿刺治療可減少術後照護與總醫療成本，並可減少患者死亡機率。2. Kyphoplasty可減輕疼痛、改善功能和生活質量，同時不會增加額外的脊椎骨折風險。3. 相較於Vertebroplasty，Kyphoplasty疼痛感降低且具有較低的併發症發生率。	無	1. 使用經皮穿刺治療可減少術後照護與總醫療成本，並可減少患者死亡機率。2. Kyphoplasty可減輕疼痛、改善功能和生活質量，同時不會增加額外的脊椎骨折風險。3. 相較於Vertebroplasty，Kyphoplasty疼痛感降低且具有較低的併發症發生率。	無	56000	FBZ022381001	1、確認沒有遺漏任何零件2、除專業人員外，不可拆開、維修及重組本產品3、只有受過訓及合格的人員才能使用醫療設備4、所有的零件皆只能單次使用，不得重複使用5、使用本產品期間應依照正確的程序操作6、本產品使用後應特別處理
2765	直燒型止血氣化頭3.5MM 3.5MM END EFFECT ELECTRODE AS:MITEK 225303	3.5MM END EFFECT ELECTRODE AS:MITEK 225303	適用於需要關節鏡手術的病患，進行軟組織切割、燒灼和剷除，即同時達到血管止血和軟組織凝結之功用。	禁止用於非關節鏡手術，與不使用生理食鹽水或乳酸林格氏液灌洗的手術。本系統也不適用於因任何原因不得使用關節鏡手術之患者。本系統也不得使用於植人心臟搏動律器或其他電子裝置植人物的患者。	可透過關節鏡手術，進行軟組織切割燒灼外，同時達到血管止血和軟組織凝結之功用。提供不同角度燒頭，可於數中針對不同組織特性及位置達到最佳燒灼及止血效果。	可同時針對軟組織切割燒灼並達到血管止血和軟組織凝結	11000	TKY030685W02	無
2766	可彎式側燒型止血氣化頭3.5MM 3.5MM FLEXIBLE SIDE EFFECT ELECTRODE AS:MITEK 225312	3.5MM FLEXIBLE SIDE EFFECT ELECTRODE AS:MITEK 225312	適用於需要關節鏡手術的病患，進行軟組織切割、燒灼和剷除，即同時達到血管止血和軟組織凝結之功用。	禁止用於非關節鏡手術，與不使用生理食鹽水或乳酸林格氏液灌洗的手術。本系統也不適用於因任何原因不得使用關節鏡手術之患者。本系統也不得使用於植人心臟搏動律器或其他電子裝置植人物的患者。	可透過關節鏡手術，進行軟組織切割燒灼外，同時達到血管止血和軟組織凝結之功用。提供不同角度燒頭，可於數中針對不同組織特性及位置達到最佳燒灼及止血效果。	可同時針對軟組織切割燒灼並達到血管止血和軟組織凝結	11000	TKY030685W02	無
2788	多孔鉭金屬錐體替代系統 25MM 11X14 VBR-21 DEVICE AS:ZIMMER 06-131-10252	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 25MM 11X14 VBR-21 DEVICE AS:ZIMMER 06-131-10252	高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比健保給付聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨.材質擁有高摩擦係數.	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植人物本身對人體無副作用.	高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨. 材質擁有高摩擦係數	骨生長能力極佳，骨頭可以長進融合器本身，提供更大範圍的融合面積。可達成早期骨融合效果，讓病人在更短時間內回復。軟硬度接近人體骨頭，減少融合器術後的下沉 (subsidence) 問題。高摩擦係數表面可增加融合器的穩定度，減少術後 cage migration 問題。增加植人物安全性。	153000	FBZ018297006	本產品為原裝無菌包裝.嚴禁開封後重新消毒二次使用.
2789	鑽石型極細鑽頭 SKEETER DIAMOND 1.0MM AS：MEDTRONIC 3155641	SKEETER DIAMOND 1.0MM AS：MEDTRONIC 3155641	鑽頭為極細型，適用於內耳手術、顯微耳內手術、人工電子耳手術。健保無此品項	無	鑽頭為極細型，適用於內耳手術、顯微耳內手術、人工電子耳手術。	健保無此品項	5000	FEX004229001	無
2790	因特達文西第四代長型雙極電燒鉗 LONG BIPOLAR GRASPER FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470400	LONG BIPOLAR GRASPER FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470400	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	37000	S8028057030	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上。這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出。不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
2791	因特達文西第四代單極電燒接線 MONOPOLAR ENERGY CORD (13FR/4M) FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470383	MONOPOLAR ENERGY CORD (13FR/4M) FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470383	配合達文西手術使用	無	限醫療器材管理辦法「婦產科用腹腔鏡及其附件(L.1720)」第一等級鑑別範圍。	無	2000	S5007766053	無
2792	因特達文西第四代雙極電燒接線 BIPOLAR ENERGY CORD (17FR/5M) FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470384	BIPOLAR ENERGY CORD (17FR/5M) FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470384	配合達文西手術使用	無	限醫療器材管理辦法「婦產科用腹腔鏡及其附件(L.1720)」第一等級鑑別範圍。	無	2000	S5007766054	無
2793	因特達文西第四代微腕型吻合釘套管 加長型 ENDOWRIST 12MM STAPLER CANNULA LONG FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470389	ENDOWRIST 12MM STAPLER CANNULA LONG FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470389	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	3600	S8028057043	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上。這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出。不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
2794	因特達文西第四代5-8MM通用密閉閥 5MM-8MM UNIVERSAL SEAL FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470361	5MM-8MM UNIVERSAL SEAL FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470361	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	2600	S8028057034	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上。這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出。不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
2795	因特達文西第四代夾針器(含線剪) MEGA SUTURECUT NEEDLE DRIVER FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470309	MEGA SUTURECUT NEEDLE DRIVER FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470309	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	30000	S8028057011	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上。這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出。不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
2796	因特達文西第四代夾針器(含線剪) LARGE SUTURECUT NEEDLE DRIVER FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470296	LARGE SUTURECUT NEEDLE DRIVER FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470296	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	30000	S8028057027	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上。這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出。不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。

2797	因特達文西第四代子宮鉗 TENACULUM FORCEPS FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470207	TENACULUM FORCEPS FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470207	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	28000	S8028057013	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上。這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出。不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
2798	因特達文西第四代鉤子電燒 PERMANENT CAUTERY HOOK FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470183	PERMANENT CAUTERY HOOK FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470183	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	25000	S8028057002	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上。這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出。不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
2799	因特達文西第四代組織夾 PROGRASP FORCEPS FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470093	PROGRASP FORCEPS FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470093	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	28000	S8028057012	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上。這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出。不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
2800	因特達文西第四代圓形剪 ROUND TIP SCISSORS FOR DA VINCI Vi AS:INTUITIVE 470007	ROUND TIP SCISSORS FOR DA VINCI Vi AS:INTUITIVE 470007	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	25000	S8028057026	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上。這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出。不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
2801	因特達文西第四代夾針器 LARGE NEEDLE DRIVER FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470006	LARGE NEEDLE DRIVER FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470006	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	28000	S8028057010	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上。這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出。不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
2802	亞諾慕來防沾黏生物膠 HYALOGLIDE ANTI-ADHESION GEL 2ML AS:ANIKA	HYALOGLIDE ANTI-ADHESION GEL 2ML AS:ANIKA	FSZ026881002	亞諾慕來防沾黏生物膠二毫升	HyaloglideAnti-adhesionGel2-ML	本產品適用於預防或降低肌腱、周邊神經與關節攣縮鬆解手術，與組織間所產生之纖維化或沾粘的發生。	30000	FSZ026881002	博唯生技股份有限公司
2803	複發式內視鏡胸腹自動縫合器 MULTIFIRE ENDO TA30-2.5 STAPLER AS:USSC 010901	MULTIFIRE ENDO TA30-2.5 STAPLER AS:USSC 010901	複發式內視鏡胸腹自動縫合器應用於腹腔內視鏡手術、婦產科內視鏡手術、小兒科內視鏡手術及胸腔內視鏡手術中組織的切割或切除時使用，因健保給付金額不足以負擔產品製造成本，故為自費產品。	無副作用	複發式內視鏡胸腹自動縫合器提供一個三排交互間隔的鈦金屬縫釘。可經由所有Covidien公司製造之適當大小的穿刺外套管進入體腔，或者經由較大管徑之穿刺外套管配合適當之管徑轉換器進入體腔。器械桿可以旋轉360度，可藉由旋轉白色的旋轉環來調整器械口，使其達到最佳之辦識度。	器械桿可以旋轉360度，更準確的深入組織，接近欲切割手術的組織。	19500	SAY010682001	1.需由專業外科醫師使用。2.依組織的厚薄選擇縫釘規格。
2804	霹克鈍頭型電漿刀片 PEAK PLASMA BLADE 4.0 AS：MEDTRONIC PS200-040	PEAK PLASMA BLADE 4.0 AS：MEDTRONIC PS200-040	可適用於乳房外科`切除手術，或其他須對軟組織進行切除與止血的手術。	目前臨床及研究數據沒有顯示副作用。	可適用於乳房外科`切除手術，或其他須對軟組織進行切除與止血的手術。	傳統電燒是利用大量熱能將組織斷開，溫度高達2~3百多度，高溫將會破壞周圍組織，可能導致組織壞死且疼痛程度較大，需增加止痛藥量及延長術後恢復時間。此特材是於低溫(平均手術溫度40~70度)下精準切割軟組織、降低組織熱傷害之程度及加速組織癒合。	15000	TKY026604001	1.限單次使用，不可重複或再消毒後使用。2.需受過完整訓練的醫師才可使用。3.此醫材需要使用病人回路貼片。4.勿將本系統用於身體附屬肢體器官，例如手指外科或割包皮。
2805	帕瑪士腫瘤支架 UNMOUNTED PALMAZ XL TRANSHEPATIC BILIARYSTENT D:4.6MM L:50MM AS:CORDIS P5010	UNMOUNTED PALMAZ XL TRANSHEPATIC BILIARY STENT D:4.6MM L:50MM AS:CORDIS P5010	用於緩解腫瘤的惡性腫瘤症狀	對不銹鋼材質醫材過敏、感染、支架位/栓塞、支架血栓、血管併發症等等	此裝置適用於血管直徑14~25mm，適用範圍廣，並且scarfolding強使病兆處不易再狹窄	無	38000	CDZ022759001	本個僅供受過經皮管腔血管成形術、經肝支架置入介入性技術訓練的醫師來執行。避免因重疊或接觸異種金屬引起腐蝕之危險可能性，請勿植入不同金屬，但與 316L不銹鋼材質的支架可以相容鎳鈦合金材質支架除外。
2806	內視鏡鼻淚管減壓手術鑽頭 EAR NOSE AND THROAT BUR 2.9MM PEDIATRIC ROUND BUR AS:MEDTRONIC 1882960	EAR NOSE AND THROAT BUR 2.9MM PEDIATRIC ROUND BUR AS:MEDTRONIC 1882960	本產品適用於1.鼻淚囊減壓手術2.慢性鼻竇炎 3.鼻竇炎之併發症 4.鼻息肉 5.鼻腔或鼻竇腫瘤 6.鼻竇異物 7.鼻竇其他病變。	無	利用切割型鑽頭可進行微創手術，精準磨組織，移除病灶，縮短手術時間、流血量少、微創故復原快，且降低復發機率。	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短51%的手術時間，快速完成手術。	14500	FEY004229002	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師。此產品為單次使用拋棄式鼻科鑽頭。
2807	內視鏡鼻淚管減壓手術鑽頭 EAR NOSE AND THROAT BUR 3.6MM RAD 55 CURVED BUR HIGH-SPEED AS:MEDTRONIC 1883670HS	EAR NOSE AND THROAT BUR 3.6MM RAD 55 CURVED BUR HIGH-SPEED AS:MEDTRONIC 1883670HS	本產品適用於1.鼻淚囊減壓手術2.慢性鼻竇炎 3.鼻竇炎之併發症 4.鼻息肉 5.鼻腔或鼻竇腫瘤 6.鼻竇異物 7.鼻竇其他病變。	無	利用切割型鑽頭可進行微創手術，精準磨組織，移除病灶，縮短手術時間、流血量少、微創故復原快，且降低復發機率。	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短46%的手術時間，快速完成手術。	14500	FEY004229002	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師。此產品為單次使用拋棄式鼻科鑽頭。
2808	內視鏡鼻淚管減壓手術鑽頭 EAR NOSE AND THROAT BUR 3.2MM ANTERIOR SKULL BASE DIAMOND BUR 15° AS:MEDTRONIC 1883274HSE	EAR NOSE AND THROAT BUR 3.2MM ANTERIOR SKULL BASE DIAMOND BUR 15° AS:MEDTRONIC 1883274HSE	本產品適用於1.鼻淚囊減壓手術2.慢性鼻竇炎 3.鼻竇炎之併發症 4.鼻息肉 5.鼻腔或鼻竇腫瘤 6.鼻竇異物 7.鼻竇其他病變。	無	利用鑽石鑽頭可進行微創手術，精準磨組織，移除病灶，縮短手術時間、流血量少、微創故復原快，且降低復發機率。	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短40%的手術時間，快速完成手術。	14500	FEY004229002	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師。此產品為單次使用拋棄式鼻科鑽頭。
2809	多角度遠端橈骨鎖定加壓骨板 LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 VOLARRIGHT 6+2H 45MM AS：SYNTHES 04.111.620	LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 VOLAR RIGHT 6+2H 45MM AS：SYNTHES 04.111.620	2.4mm多角度鎖定加壓關節外遠端橈骨系統包含多角度鎖定加壓手掌關節外遠端橈骨骨板及多角度鎖定加壓手掌遠端橈骨骨板。使用雙角度鎖定技術進行特定片段骨折固定。	植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷，過敏反應肇因於無法適應植入物材質，癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙，植入物而引起的疼痛。	1.多角度鎖定加壓，2.特定片段固定，3.多角度鎖定孔，4.多角度鎖定加壓鑽孔指引。	良好的骨板解剖塑型及交鎖固定系統使病人可以即早的活動，並提供良好的支撐穩定效果。	57000	FBZ022596001	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如敲路、刮痕、修邊、與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
2810	彼娜波系統(顱內血栓去除術導管再灌流導管) PENUMBRA SYSTEM REPERFUSION CATHETER 3MAX 153CM AS:PENUMBRA 3MAXC	PENUMBRA SYSTEM REPERFUSION CATHETER 3MAX 153CM AS:PENUMBRA 3MAXC	患有顱內大血管閉塞性疾病(內頸動脈、中動脈-M1和M2段、腦底部和椎動脈內)，並且在疾病發作後8小時內繼發急性缺血性腦中風。	無已知副作用	患有顱內大血管閉塞性疾病(內頸動脈、中動脈-M1和M2段、腦底部和椎動脈內)，並且在疾病發作後8小時內繼發急性缺血性腦中風。	無。	46000	CMB02MAXC0UF	需有專科執照醫師使用
2811	雅士弗枕骨固定骨板 S4C OCCIPITAL PLATE LARGE 5 HOLES AS：AESCULAP SW204T	S4C OCCIPITAL PLATE LARGE 5 HOLES AS：AESCULAP SW204T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	14300	FBSFCSW200BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
2812	套管密閉閥 CANNULA SEAL 8.5-13MM AS:INTUITIVE 420206	CANNULA SEAL 8.5-13MM AS:INTUITIVE 420206	執行達文西手術專用之防漏氣裝置	無	執行達文西手術專用之防漏氣裝置	無	5600	S2023263	無
2813	鉤子電燒 PERMANENT CAUTERY HOOK 5MM SINGLE-SITE AS:INTUITIVE 428090	PERMANENT CAUTERY HOOK 5MM SINGLE-SITE AS:INTUITIVE 428090	執行達文西手術專用之器械	無	達文西微腕型鉤子電燒手術器械具有仿真手腕540度旋轉之功能，能將執刀醫師之手部動作精準地操作於患部之切除、縫合等手術必需之步驟。	無	20000	S2023263	除非特別聲明，否則Single-Site器械不得用於軟骨、骨骼或堅硬物體。這樣做可能會損壞器械且無法從套管移除器械。
2814	腿骨近端外側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 14HX290MM AS:APLUS 0702-0100-14	PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 14HX290MM AS:APLUS 0702-0100-14	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129010	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可

2815	脛骨近端外側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 8HX194MM AS:APLUS 0702-0101-08	PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 8HX194MM AS:APLUS 0702-0101-08	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129010	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
2816	脛骨遠端外側骨板 右 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 10HX208MM RIGHT AS:APLUS 0702-0001-10	DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 10HX208MM RIGHT AS:APLUS 0702-0001-10	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129008	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
2817	脛骨近端外側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 6HX162MM AS:APLUS 0702-0100-06	PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 6HX162MM AS:APLUS 0702-0100-06	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129010	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
2818	脛骨遠端外側骨板 左 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 4HX112MM LEFT AS:APLUS 0702-0000-04	DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE 4HX112MM LEFT AS:APLUS 0702-0000-04	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129008	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
2819	脛骨近端內側骨板 右 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 8HX190MM AS:APLUS 0701-0101-08	PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 8HX190MM AS:APLUS 0701-0101-08	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129009	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
2820	脛骨近端內側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 12HX254MM AS:APLUS 0701-0100-12	PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 12HX254MM AS:APLUS 0701-0100-12	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129009	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
2821	脛骨近端內側骨板 左 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 4HX126MM AS:APLUS 0701-0100-04	PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 4HX126MM AS:APLUS 0701-0100-04	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129009	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
2822	脛骨遠端內側骨板 右 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 6HX151MM AS:APLUS 0701-0001-06	DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 6HX151MM AS:APLUS 0701-0001-06	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129007	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
2823	脛骨遠端內側骨板 左 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 8HX179MM AS:APLUS 0701-0000-08	DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 8HX179MM AS:APLUS 0701-0000-08	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129007	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
2824	股骨遠端外側骨板 右 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 14HX300MM AS:APLUS 0502-0001-14	FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 14HX300MM AS:APLUS 0502-0001-14	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129001	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
2825	股骨遠端外側骨板 右 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 6HX172MM AS:APLUS 0502-0001-06	FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 6HX172MM AS:APLUS 0502-0001-06	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129001	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
2826	股骨遠端外側骨板 左 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 10HX236MM AS:APLUS 0502-0000-10	FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 10HX236MM AS:APLUS 0502-0000-10	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129001	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
2827	股骨遠端外側骨板 左 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 16HX332MM AS:APLUS 0502-0000-16	FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 16HX332MM AS:APLUS 0502-0000-16	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	55200	FBZ003129001	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
2828	肱骨遠端後側骨板 右 DISTAL HUMERAL POSERIOR LOCKING PLATE RIGHT 4HX103MM AS:APLUS 0215-0001-04	DISTAL HUMERAL POSERIOR LOCKING PLATE RIGHT 4HX103MM AS:APLUS 0215-0001-04	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	54900	FBZ003129011	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
2829	橈骨遠端內側骨板 DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE 2HX52MM AS:APLUS 0401-0006-02	DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE 2HX52MM AS:APLUS 0401-0006-02	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	41000	FBZ003129012	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
2830	直式加壓骨板 LCP LOCKING COMPRESSION PLATE 4HX59MM AS:APLUS 0202-0806-04	LCP LOCKING COMPRESSION PLATE 4HX59MM AS:APLUS 0202-0806-04	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	37600	FBZ003129004	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
2831	肱骨近端外側骨板 右 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 10HX184MM AS:APLUS 0202-0101-10	PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 10HX184MM AS:APLUS 0202-0101-10	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	50400	FBZ003129002	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
2832	跟骨外側骨板 左 中 CALCANEUS LOCKING PLATE MEDIUM 64.5MM LEFT AS:APLUS 1202-0800-02	CALCANEUS LOCKING PLATE MEDIUM 64.5MM LEFT AS:APLUS 1202-0800-02	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	50000	FBZ003129005	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
2833	肱骨近端外側骨板 左 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 4HX106MM AS:APLUS 0202-0100-04	PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 4HX106MM AS:APLUS 0202-0100-04	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	50400	FBZ003129002	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
2834	肱骨近端外側骨板 左 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 10HX184MM AS:APLUS 0202-0100-10	PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 10HX184MM AS:APLUS 0202-0100-10	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	50400	FBZ003129002	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
2835	遠端鎖骨鉤骨板 右 DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE 3HX72MM RIGHT AS:APLUS 0000-0001-03	DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE 3HX72MM RIGHT AS:APLUS 0000-0001-03	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	38700	FBZ003129013	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
2836	TRANSARTICULAR TITANIUM SCREW DIA4.0MM/38MM AESCULAP LB478T	TRANSARTICULAR TITANIUM SCREWDIA 4.0MM/38MM AESCULAP LB478T	"1.頸椎第二節齒狀凸骨折 2. 經由口腔做齒狀凸切除術3. 齒狀凸慢性未癒合 4. 頸椎第一,二節關節不穩定"	無	"本產品為分為頸椎前開及後開二種螺釘1. 前開可固定齒狀凸骨折並拉回復位2. 後開可固定頸椎第一,二節不穩定,並可解除因第一,二節不穩定產生的症狀"	"健保品項為不鏽鋼材質,本品為鈦合金材質,生物相融性強,不易產生植入後排斥等狀況"	12900	FBZ009117001	不可用於:1. 椎體動脈膨脹至第一頸椎體2. 置入螺絲之部位有解剖或骨頭結構之改變
2837	捷威血管擴張術氣球導管 3.25X9MM AS:BOSTON 20722-0932	GATEWAY PTA BALLOON CATHETER 3.25X9MM AS:BOSTON 20722-0932	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無已知副作用。	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無	24190	CBZ021382001	無
2838	捷威血管擴張術氣球導管 4.0X9MM AS:BOSTON 20722-0940	GATEWAY PTA BALLOON CATHETER 4.0X9MM AS:BOSTON 20722-0940	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無已知副作用。	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無	24190	CBZ021382001	無
2839	捷威血管擴張術氣球導管 3.25X15MM AS:BOSTON 20722-1532	GATEWAY PTA BALLOON CATHETER 3.25X15MM AS:BOSTON 20722-1532	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無已知副作用。	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無	24190	CBZ021382001	無
2840	捷威血管擴張術氣球導管 4.0X15MM AS:BOSTON 20722-1540	GATEWAY PTA BALLOON CATHETER 4.0X15MM AS:BOSTON 20722-1540	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無已知副作用。	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無	24190	CBZ021382001	無
2841	捷威血管擴張術氣球導管 3.5X20MM AS:BOSTON 20722-2035	GATEWAY PTA BALLOON CATHETER 3.5X20MM AS:BOSTON 20722-2035	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無已知副作用。	用於顱內動脈狹窄部份的氣球擴張，以改善顱內灌流的情形。	無	24190	CBZ021382001	無

2842	二十極可控式生理電極導管 7FR 間距 2-5-2-5-2 AS:SJM 401914	LIVEWIRE STEERABLE ELECTROPHYSIOLOGY CATHETER 7FR DUO-DECAPOLAR SPACING:2-5-2-5-2 AS:SJM 401914	用於評估從心內到血管內的多種心律不整	無	1為可控電極導管，由聚亞胺酯絕緣體製成並裝置白金電極配合使用2可控式末端可從電極導管把手以轉動方式遠端操控	目前尚無任何既有健保給付之功能品項適用此適應症。	64300	CXZ021565001	1勿做電燒導管用2因電解質失衡、急性缺血和藥物中毒等急性因素，產生的結果不代表病人常態時，禁作電生理研究3病人原有之疾病可能因插管誘發心律不整並有死亡風險(如心肌梗塞、不穩定型心絞痛、血流動力學不穩)禁用
2843	氣管支架 DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD09L20 AS:NOVATECH 0284.1S	DUMON TRACHEOBRONXANE STENT BD09L20 AS:NOVATECH 0284.1S	氣管與支氣管腫瘤、有疤痕之氣管狹窄症、肺部移植術或各種相關手術後造成之支氣管狹窄	無	1.支架採醫療級矽膠製成，人體較不次易排斥2.放置時間較長，且較容易放置並可調整位置3.取出容易對病人組織傷害較小	"本產品為醫療級矽膠支架,取除容易,相較於金屬支架會造成息肉卡於支架,取除不易,且易讓金屬支架斷裂,更增危險"	35000	FSAE3DSTD1NV	無
2844	導管引導鞘 FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8F SL1 62CM AS:DAIG 406840	FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8F SL1 62CM AS:DAIG 406840	用於血管攝影導管、氣囊導管、電極引導進血管時，避免失血	無	導管導引器末端特別彎曲便於在胸腔內放置導管。導引器設有止血閥以減少失血，尤其是在操作血液抽吸以及抽出時產生氣穴現象。末端有一個不透光的顯影標記可顯現在X光影像下。	無健保給付之品項	7100	CGS0106840ST	最近2週內曾發生疑似心肌梗塞之症狀、不穩定的心絞痛、近期發生肺栓塞、心血管意外(如CVA)與無法接受抗凝血治療者較不適用
2845	導管引導鞘 FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8F SR2 60CM AS:DAIG 406846	FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8F SR2 60CM AS:DAIG 406846	用於血管攝影導管、氣囊導管、電極引導進血管時，避免失血	無	導管導引器末端特別彎曲便於在胸腔內放置導管。導引器設有止血閥以減少失血，尤其是在操作血液抽吸以及抽出時產生氣穴現象。末端有一個不透光的顯影標記可顯現在X光影像下。	無健保給付之品項	7100	CGS0106844ST	最近2週內曾發生疑似心肌梗塞之症狀、不穩定的心絞痛、近期發生肺栓塞、心血管意外(如CVA)與無法接受抗凝血治療者較不適用
2846	導管引導鞘 FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8.5F SL4 62CM AS:DAIG 406852	FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8.5F SL4 62CM AS:DAIG 406852	用於血管攝影導管、氣囊導管、電極引導進血管時，避免失血	無	導管導引器末端特別彎曲便於在胸腔內放置導管。導引器設有止血閥以減少失血，尤其是在操作血液抽吸以及抽出時產生氣穴現象。末端有一個不透光的顯影標記可顯現在X光影像下。	無健保給付之品項	7100	CGS0106840ST	最近2週內曾發生疑似心肌梗塞之症狀、不穩定的心絞痛、近期發生肺栓塞、心血管意外(如CVA)與無法接受抗凝血治療者較不適用
2847	導管引導鞘 FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8.5F SR4 60CM AS:DAIG 406857	FAST-CATH GUIDING INTRODUCER 8.5F SR4 60CM AS:DAIG 406857	用於血管攝影導管、氣囊導管、電極引導進血管時，避免失血	無	導管導引器末端特別彎曲便於在胸腔內放置導管。導引器設有止血閥以減少失血，尤其是在操作血液抽吸以及抽出時產生氣穴現象。末端有一個不透光的顯影標記可顯現在X光影像下。	無健保給付之品項	7100	CGS0106844ST	最近2週內曾發生疑似心肌梗塞之症狀、不穩定的心絞痛、近期發生肺栓塞、心血管意外(如CVA)與無法接受抗凝血治療者較不適用
2848	"艾凡特"超極切割性氣球導管3.0MM X 15MM "IVT"CUTTING BALLOON H749 RB2230150	"IVT"CUTTING BALLOON 3.0MM X 15MM H749 RB2230150	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	35470	CBZ011645001	無
2849	"艾凡特"超極切割性氣球導管3.5MM X 15MM "IVT"CUTTING BALLOON H749 RB2350150	"IVT"CUTTING BALLOON 3.5MM X 15MM H749 RB2350150	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	緊急需要但同時也可接受冠狀動脈血管繞道手術之冠狀動脈血管疾病病人	無	35470	CBZ011645001	無
2850	補骨洞去礦化異體植骨 凝膠 GRAFTON DEMINERALIZED BONE MATRIX (DBM) ALLOGRAFT PRODUCTS GEL 1CC AS:OSTEOTECH T41120INT	GRAFTON DEMINERALIZED BONE MATRIX (DBM) ALLOGRAFT PRODUCTS GEL 1CCAS:OSTEOTECH T41120INT	作為植骨延伸物、植骨替代物、和填充骨空洞或骨路上不會影響結構穩定之骨裂縫處(即脊柱、骨盆和四肢)	目前無臨床或研究資料顯示其副作用.	1含去除礦物質後之人骨組織，經添加惰性物質後製成去礦化骨基質(DBM)的異體植骨特材2癒合過程中被宿主骨頭吸收、重塑並取代3柔軟或其易塑性可依植入位置模製或切成不同尺寸和形狀用	? 健保無給付類似品項	23000	FBZ019480002	禁忌症:移植部位或身體存有感染、脊柱機能不全的骨折
2851	圓型墊高浮動環 2FC M-28MM AS:ALCARE 16603	OSTOMY FLANGE CONVEX 2FC M-28MM AS:ALCARE 16603	以人工皮黏於造口周圍皮膚並增加厚度適應凹陷之造口，配合另售便袋作為造口術後收集排泄物用。	對吸水性膠質敷料過敏者可能有過敏反應	1.適用凹陷造口。2.人工皮採預開設計具不需剪裁的方便性。.3.環邊搭配低過敏膠帶固定以預防皮膚及沐浴時人工皮的浸軟。4.可搭配腰帶加強密合度。	形狀：本產品的便袋及貼環為分離兩件式腸造口產品，健保給付項目皆為便袋及貼環一體成型。.功能：本產品能數次更換新便袋，避免排泄物異味及感染，並能免除更換貼環過於頻繁而傷及皮膚，提升長期腸造口照護的心理及生理品質。	370	BBZ001977001	選擇與造口大小相應之浮動環避免造口產生壓迫
2852	微軟型食道支架 17MM-23MM X 12CM-9CM 如:MICROVASIVE 1374	ESOPHAGEAL STENT 17MM-23MM X 12CM-9CM AS:MICROVASIVE 1374	適用於治療惡性贅瘤引起的食道狹窄	可能之併發症包括滑脫、再堵塞等	為永久性植入的擴張型金屬支架，用以支撐管腔內部，保持食道內壁的通暢。組成的配件為配有擴張型金屬支架上的彈性遞送導管。	"可長期支撐,避免病人多次回院使用內視鏡通條增加痛苦,對於合併化療與放療病人,食道支架可維持較穩定且長期的食道通暢,較易達成口服進食,有助於提升病人在療程中或末期治療的生活品質"	51000	CFE03UFESTSB	無
2853	微波手術燒灼系統用探針 16GX15CM AS:MEDWAVES 16-15-LH-15	MICROWAVE COAGULATION/ABLATION SYSTEM PROBE 16GX15CM AS:MEDWAVES 16-15-LH-15	用以搭配原廠專用探針進行軟組織燒灼	典型的與一般手術電氣灼燒相關的不良反應	無	無	59500	TKZ022760002	無
2854	拋棄式牽引器 ALEXIS WOUND RETRACTORS FOR 9-14CM INCISIONS L AS:APPLIED C8303	ALEXIS WOUND RETRACTORS FOR 9-14CM INCISIONS L AS:APPLIED C8303	提供在傳統手術及腹腔鏡手術期間保護傷口避免感染及傷口牽引	無	有效完整撐開傷口，保持傷口濕潤，降低感染風險，術後復原快，疼痛少	無類似健保給付品項	4300	TSZ010846002	遵醫囑使用
2855	RITA電燒治療針 STAR BURST XLI(4-7CM) 25CM長	RITA STAR BURST XLI(4-7CM) 25CM寘	肝(腎)臟等實質器管之腫瘤消除、凝血或切除過程用。不符合健保給付規定為：考量價格昂貴暫不納入健保給付。	即肝(腎)臟手有關的潛在副作用：如麻醉相關問題、膽汁滲漏、肝臟膿瘡、肝衰竭、傷口裂開、傷口感染等	利用射頻(Radiofrequency)能量進行軟組織凝血與切除，爪針可消除不同大小的腫瘤，直接以病灶燒灼溫度回饋，能確保腫瘤細胞死亡。	健保針型為單針，若須處理軟組織與腫瘤，依處理大小須使用多支針覆蓋，但因單針燒灼為?圓體，在針與針邊緣的覆蓋率較低，病灶復發機會較高。使用本產品之爪狀設計，僅須使用一支針就可覆蓋4-7公分直徑之大球體，完整覆蓋燒灼區域，減少病灶復發機會。	78000	FBZ021630001	請勿使用於裝有心臟節律器之患者。
2856	舒適能淚管塞 SMART PLUG AS:MEDENNIUM	SMART PLUG AS:MEDENNIUM	"因其材質屬特殊壓克力,會因溫度收縮及放大,所以不屬健保品項"	眼瞼發炎、繼發性流淚。	"舒適能淚管塞的設計是植入淚管以阻斷淚液經由淚小管排出.其是由感溫型壓克力的材質製成.會由0.4mm膨脹至1.0mm,會依據植入淚管大小不同膨脹至不同寬度."	"不像一般矽膠材質效期短暫,舒適能淚管塞為永久有效"	2000	TBZ010560001	一個月內注意臉部清潔、勿碰觸眼瞼、避免眼妝。
2857	長股骨髓內釘系統 PNFA II BLADE LENGTH 90MM AS:SYNTHES 04.027.053S	PNFA II BLADE LENGTH 90MM AS:SYNTHES 04.027.053S	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	可以單一植入物處理轉子間骨折及股骨幹骨折，Blade Device的設計能提供抗滑退跟抗旋轉的功能，對疏鬆骨的錨定能力佳。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ018785001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2858	馬特仕骨板植入物 LCP-L DISTAL RADIUS PLATE 2.4 2/4 (R/ANGLED) AS:SYNTHES 442.503	LCP-L DISTAL RADIUS PLATE 2.4 2/4 (R/ANGLED) AS:SYNTHES 442.503	1.骨質疏鬆。.2.複雜性骨折。.3.縮短手術時間。.4.材質較好。	1.異物感。.2.術後癒合前疼痛感。	"骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間，提供牢靠有效的固定，防止復發及併發症，手術後立即恢復肩關節活動能力。鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	45000	FBZ007815017	請遵照醫師衛教規定。
2859	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL XS 130° 11MMX170MM AS:SYNTHES 472.106S	PFNA-II NAIL XS 130° 11MMX170MM AS:SYNTHES 472.106S	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	可以單一植入物處理轉子間骨折及股骨幹骨折，Blade Device的設計能提供抗滑退跟抗旋轉的功能，對疏鬆骨的錨定能力佳。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	65000	FBZ018785001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2860	拜奧屈距骨下關節植入系統 BIOARCH SUBTALAR IMPLANT SYSTEM 10MM AS:WRIGHT ST1110	BIOARCH SUBTALAR IMPLANT SYSTEM 10MM AS:WRIGHT ST1110	扁平足矯正	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	子彈型設計，便於置入於距骨下關節處，表面為鈍的螺紋，不傷周邊軟組織，傷口小，術後復原快。	目前健保品項無類似之品項	39000	FBZ019340001	無
2861	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X26MM SHORT AS:WRIGHT 44110020	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X26MM SHORT AS:WRIGHT 44110020	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
2862	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X44MM SHORT AS:WRIGHT 44110029	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X44MM SHORT AS:WRIGHT 44110029	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無

2863	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X46MM LONG AS:WRIGHT 44110038	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X46MM LONG AS:WRIGHT 44110038	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
2864	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X50MM LONG AS:WRIGHT 44110040	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X50MM LONG AS:WRIGHT 44110040	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
2865	遠端橈骨髓內骨釘固定系統 MICRONAIL DISTAL RADIUS IMPLANT SIZE 4 AS:WRIGHT 59410004	MICRONAIL DISTAL RADIUS IMPLANT SIZE 4 AS:WRIGHT 59410004	遠端橈骨頭骨折固定	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	髓內設計，可保留完整血流分布，術後傷口小復原快，提供患處良好固定及穩定性。	健保目前無對於給付遠端橈骨髓內釘做給付，給付項目均為骨板。此特材為髓內式設計，降低併發症發生率且手術傷口小，術後恢復期大幅縮短，且患者恢復活動機能更顯著。	58000	FBZ019541001	無
2866	伊凡孚橈骨頭系統 EVOLVE HEAD 20MM +2 AS:WRIGHT 496-H220	EVOLVE RADIAL HEAD SYSTEM EVOLVE HEAD 20MM +2 AS:WRIGHT 496-H220	近端橈骨頭置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	鈷鉻鉬材質，接觸面採高度拋光，組件式設計符合患者不同解剖結構，可提供良好之癒後效果。	一般健保給付項目均為骨板，若遇粉碎性骨折時，骨板固定效果有限，若切除橈骨頭又會影響手部活動穩定性，此特材可同時解決上述兩種問題。(目前無類似健保品項)	26000	FBZ019775001	無
2867	伊凡孚橈骨頭系統 EVOLVE HEAD STEM 8.5MM +0 AS:WRIGHT 496-S085	EVOLVE RADIAL HEAD SYSTEM EVOLVE HEAD STEM 8.5MM +0 AS:WRIGHT 496-S085	近端橈骨頭置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	鈷鉻鉬材質，接觸面採高度拋光，組件式設計符合患者不同解剖結構，可提供良好之癒後效果。	一般健保給付項目均為骨板，若遇粉碎性骨折時，骨板固定效果有限，若切除橈骨頭又會影響手部活動穩定性，此特材可同時解決上述兩種問題。(目前無類似健保品項)	28000	FBZ019775001	無
2868	達凡小骨釘 DART-FIRE HEADLESS SCREW 2.5X18MM AS:WRIGHT D2N25018	DART-FIRE HEADLESS SCREW 2.5X18MM AS:WRIGHT D2N25018	足部趾節固定及關節融合	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12700	FBS0925036W2	無
2869	達凡小骨釘 DART-FIRE HEADLESS SCREW 3.0X10MM AS:WRIGHT D2N30010	DART-FIRE HEADLESS SCREW 3.0X10MM AS:WRIGHT D2N30010	足部趾節固定及關節融合	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12700	FBS0925036W2	無
2870	達凡小骨釘 DART-FIRE HEADLESS SCREW 3.0X30MM AS:WRIGHT D2N30030	DART-FIRE HEADLESS SCREW 3.0X30MM AS:WRIGHT D2N30030	足部趾節固定及關節融合	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12700	FBS0925036W2	無
2871	賽恩司脊椎連接系統 脊椎連接桿 Φ5.5L 110MM AS:SCIENT'X 12TGN55-110	ISOBAR TTL VERTEBRAL CONNECTION SYSTEMS SEMI-RIGID ROD Φ5.5L 110MM AS:SCIENT'X 12TGN55-110	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	1.感染.2.對本產品材質不耐.3.元件的塌陷、變形及/或斷裂.4.鄰鄰骨接合處脊椎間盤的損傷.5.硬膜及/或神經根損傷	傳統脊椎融合性手術後，脊椎活動會受限，而ISOBAR脊椎連接系統因螺桿特殊三向微動設計，可達到縱向微伸縮及前後側向4.5°動態的穩定控制，並提供壓力分散負擔，減少骨頭/骨釘間壓力和骨釘/固定桿界面壓力，以避免發生骨釘鬆脫或骨釘斷裂。	健保給付為傳統脊椎融合性手術，1.手術後，脊椎融合之節段無法活動，且無法再恢復。.2.手術時需採用手動工具，調整骨板彎曲角度，生理曲線角度不易掌握及回復，可能加重鄰近節段的壓力而產生退化性病變。	46250	FBZ023025002	無
2872	可復適脊突間植入物 COFLEX INTERSPINOUS IMPLANTS 16MM AS:PARADIGM SPINE UAI00016	COFLEX INTERSPINOUS IMPLANTS 16MM AS:PARADIGM SPINE UAI00016	相鄰兩節的面關節及椎弓距離拉開後，也會減輕神經孔及 lateral recess 的狹窄。 WALLIS (腰椎棘突間支架)根據這樣的原理，置放於有症狀的節段 (symptomatic level)，用來阻斷腰椎的伸展動作，並維持相對屈曲的位置，進而達到症狀緩解的目的。	如發生感染可能導致治療失敗	Coflex從側面看過去就像一個"U"字 (Fig 3)。 主體為鈦合金，其上下各有一個夾子(clip)固定於棘突處，可提供腰椎在屈曲與伸展狀態下的穩定度。	目前無相關健保給付品項	86000	S2018422001	不適用於脊椎滑脫、骨質疏鬆。
2873	多孔鉅金屬錐體替代系統(空心 4°) TM-500 10X23 ANGLED SLOTTED 8MM AS:ZIMMER 06-165-02081	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM TM-500 10X23 ANGLED SLOTTED 8MM AS:ZIMMER 06-165-02081	適用於脊椎退化疾病之椎間融合.	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	本產品提供更好的椎間融合穩定度及骨骼融合速度	本產品提供較健保給付衛材更好的椎間融合穩定度及骨骼融合速度	50000	FBZ018297003	無
2874	多孔鉅金屬錐體替代系統(空心 4°) TM-500 10X23 ANGLED SLOTTED 12MM AS:ZIMMER 06-165-02121	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM TM-500 10X23 ANGLED SLOTTED 12MM AS:ZIMMER 06-165-02121	適用於脊椎退化疾病之椎間融合.	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	本產品提供更好的椎間融合穩定度及骨骼融合速度	本產品提供較健保給付衛材更好的椎間融合穩定度及骨骼融合速度	50000	FBZ018297003	無
2875	丹妮絲上截式脊椎螺釘 DTL CANNULATED SCREW 6.4X50MM AS：ZIMMER 01.03906.450	DTL CANNULATED SCREW 6.4X50MM AS：ZIMMER 01.03906.450	原發性椎間盤病變（椎關節病）與脊椎關節退化性疾病	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	22000	FBZ022788007	無
2876	椎體前側撐開裝置 ADD ANTERIOR DISTRACTION DEVICE 0° 12MM H:24-40MM AS:ULRICH CS 2250-12-24	ADD ANTERIOR DISTRACTION DEVICE 0° 12MM H:24-40MM AS:ULRICH CS 2250-12-24	上段脊椎(第三節頸椎到第三節胸椎)多節段滑脫、因腫瘤或骨折導致椎體破壞而進行椎體切除術後的多發性不穩定	1.病人可能因對植入物過敏而引發不正常的免疫反應。2.術後病人若無法於配合醫囑行照護及復健會，可能影響效果	椎體前側置換裝置為可旋轉撐開之金屬椎間離脊椎固定系統，對需頸椎切除者於術後可用來做椎體連結；並提供前側脊柱伸展機制，以校正脊椎剖面並穩固前側脊柱植骨穩定融合。	健保無類似品項	129000	FBZ017369001	建議病人於術後使用頸圍直到骨融合完成
2877	鬆質骨骨螺釘 CANCELLOUS BONE SCREW 4MM L:12MM AS:ULRICH CS 1301-12T	CANCELLOUS BONE SCREW 4MM L:12MM AS:ULRICH CS 1301-12T	同椎體前側固定翼撐開裝置，需一起搭配使用。	1.病人可能因對植入物過敏而引發不正常的免疫反應。2.術後病人若無法於配合醫囑行照護及復健會，可能影響效果	同椎體前側固定翼撐開裝置，需一起搭配使用。	健保無類似品項	7700	FBZ017369002	無
2878	互鎖跟骨骨板 COMBO CALCANEAL PLATE LARGE 8H LEFT AS：ACUMED 70-0404	COMBO CALCANEAL PLATE LARGE 8H LEFT AS：ACUMED 70-0404	適用跟骨骨折時的固定用。本產品為鎖定式骨板，固定效果較健保品的非鎖定式骨板佳，病人須自費使用。	如對植入物過敏或排斥，術後疼痛、不適或有異物感，手術傷口或植入物對神經組織或是軟組織傷害，壞疽，骨痂或傷口不充分癒合現象。	互鎖跟骨骨板採鈦材質超薄解剖形式設計，於手術中可減少骨板再塑形的時間，維持骨板的結構鋼性，骨板採鎖定螺絲固定提供更好的固定力，超薄骨板設計可使術後癒合更佳，減少病人的異物感及傷口感染機率更低。	健保品為非解剖形及非鎖定式螺絲固定，材質為不銹鋼材質，所以手術較耗時，且術後病人須二次取出骨板。	60000	FBZ020503001	手術後應依照醫囑做復健指示
2879	海綿骨骨釘 CANCELLOUS SCREW 4.0X60MM AS：ACUMED CA-4600	CANCELLOUS SCREW 4.0X60MM AS：ACUMED CA-4600	適用於骨質較差的病人及因使用3.5MM螺絲無法固定時，可使用此螺絲做為固定用。	如對植入物過敏或排斥，術後疼痛、不適或有異物感，手術傷口或植入物對神經組織或是軟組織傷害，壞疽，骨痂或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
2880	皮質鎖骨骨釘 LOCKING CORTICAL SCREW 2.7X14MM AS：ACUMED COL-2140	LOCKING CORTICAL SCREW 2.7X14MM AS：ACUMED COL-2140	使用於骨板須鎖定固定用。	如對植入物過敏或排斥，術後疼痛、不適或有異物感，手術傷口或植入物對神經組織或是軟組織傷害，壞疽，骨痂或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
2881	皮質鎖骨骨釘 LOCKING CORTICAL SCREW 2.7X28MM AS：ACUMED COL-2280	LOCKING CORTICAL SCREW 2.7X28MM AS：ACUMED COL-2280	使用於骨板須鎖定固定用。	如對植入物過敏或排斥，術後疼痛、不適或有異物感，手術傷口或植入物對神經組織或是軟組織傷害，壞疽，骨痂或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
2882	皮質骨骨釘 CORTICAL SCREW 2.7X28MM AS：ACUMED CO-2728	CORTICAL SCREW 2.7X28MM AS：ACUMED CO-2728	使用於骨板須加壓固定使用。	如對植入物過敏或排斥，術後疼痛、不適或有異物感，手術傷口或植入物對神經組織或是軟組織傷害，壞疽，骨痂或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
2883	皮質骨骨釘 CORTICAL SCREW 2.7X55MM AS：ACUMED CO-2755	CORTICAL SCREW 2.7X55MM AS：ACUMED CO-2755	使用於骨板須加壓固定使用。	如對植入物過敏或排斥，術後疼痛、不適或有異物感，手術傷口或植入物對神經組織或是軟組織傷害，壞疽，骨痂或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
2884	皮質骨骨釘 CORTICAL SCREW 3.5X60MM AS：ACUMED CO-3600	CORTICAL SCREW 3.5X60MM AS：ACUMED CO-3600	使用於骨板須加壓固定使用。	如對植入物過敏或排斥，術後疼痛、不適或有異物感，手術傷口或植入物對神經組織或是軟組織傷害，壞疽，骨痂或傷口不充分癒合現象。	無	健保螺絲為不銹鋼材質，不適用於艾克曼骨板系統中。	0	FBZ020503002	無
2885	人工膝關節超耐磨聚乙烯墊片 TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-40-14	TOTAL KNEE PROLONG HIGHLY CROSSLINKED AS:ZIMMER 5962-40-14	依2002年，在Clinical Orthopaedic Related Res.期刊所發表並獲得Insall Award Paper的研究報告中:TKA術後超過2年而需進Revision重建手術的案例中，高達44%的案例均與超高分子PE聚乙烯的磨損有直接的關係。使用於耐磨的膝骨墊片可以延長使用年限	無	"全人工膝關節聚乙烯組件近年來在製造技術上有大幅的進步，高度交叉連結(Highly Cross-linking)技術的應用，提升全人工膝關節植入物的耐用程度。依目前臨床報告顯示,高度交叉連結聚乙烯組件相較於一般聚乙烯組件，能明顯減少聚乙烯磨損量。"	全人工膝關節術後超過2年而需進行再次重建手術的案例中，高達44%的案例與聚乙烯品項的磨損有直接的關係。因此，如何能有效的減緩聚乙烯品項的磨損，以延長全人工膝關節使用壽命，已經成為骨科醫師所需要重視的議題。	46000	FBZ007513002	無

2886	骨板系統固定螺絲 3.5MM LOCKING SCREW 38MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-038-35	3.5MM LOCKING SCREW 38MM LENGTH AS:ZIMMER 00-2359-038-35	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	如發生感染可能導致治療失敗	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。?針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症，具不可替代之療效。	互鎖式鋼板使用具螺紋的螺釘與鋼板相結合，達成有強於傳統鋼板的骨折創傷固定力。針對骨折疏鬆/粉碎性骨折，互鎖式鋼板提供傳統鋼板四倍以上固定力，減少鬆脫，延遲癒合/不癒合等常見併發症	0	FBZ009500002	禁忌症包括：感染、胸骨或脊骨的骨折或缺陷
2887	彎式可吸收半月軟骨快速縫合釘 ULTRA FAST-FIX AB, CURVED MENISCAL REPAIR AS:SMITH & NEPHEW 72201494	UULTRA FAST-FIX AB, CURVED MENISCAL REPAIR AS:SMITH & NEPHEW 72201494	用於當作縫合線的保持裝置，以便協助經皮或內視鏡軟組織手術，如半月板修補。	植入物的不良反應，如輕微的發炎與身體異物反應。	包括兩枚預先栓繫著#2-0之非吸收性縫線並事先裝填至針頭彎引系統之非吸收性植入物。	傳統健保給付的手術方式，採用縫線修補，對於較難縫補的患處，需劃較大的傷口，手術時間較長，對於患者負擔較大。	19000	FBZ010837001	禁忌症：1需要修復的軟組織已產生病變，會影響縫線固定效果者2.如懷疑對材質有過敏者，植入前請先做適當的檢查
2888	信迪思新一代人工頸椎椎間盤 PRODISC-C NOVA SIZE MD HEIGHT 5MM AS：SYNTHES 04.820.235S	PRODISC-C NOVA SIZE MD HEIGHT 5MM AS：SYNTHES 04.820.235S	植入或取代頸椎C3至C7椎間盤，恢復其椎間盤高度及節段活動。	1植入物彎曲、磨損、鬆脫、斷裂、錯置、位移或固定失敗2神經受損3感染4對植入物有過敏反應5靜脈血栓肺部栓塞心臟停擺6產生組織病變7血腫與傷口癒合缺陷8關節旁鈣化與融合	1可多節段使用，不分節段操作方式皆同2可活動設計可減少鄰近節段病變3術後恢復快能減少病人戴頸圍的時間4Calotte Insert插入蓋設計能增加穩定度分散支撐壓力	"穩定度高,可活動設計能避免鄰近節斷病變,有效減少手術風險,術後恢復較快"	219000	FBZ023026001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
2889	信迪思新一代人工頸椎椎間盤 PRODISC-C NOVA SIZE L HEIGHT 7MM AS：SYNTHES 04.820.247S	PRODISC-C NOVA SIZE L HEIGHT 7MM AS：SYNTHES 04.820.247S	C3-C7間單節或相鄰兩節之頸椎退化性疾病治療，植入或取代頸椎C3至C7椎間盤，恢復其椎間盤高度及節段活動。	1植入物彎曲、磨損、鬆脫、斷裂、錯置、位移或固定失敗2神經受損3感染4對植入物有過敏反應5靜脈血栓肺部栓塞心臟停擺6產生組織病變7血腫與傷口癒合缺陷8關節旁鈣化與融合	1可多節段使用，不分節段操作方式皆同2可活動設計可減少鄰近節段病變3術後恢復快能減少病人戴頸圍的時間4Calotte Insert插入蓋設計能增加穩定度分散支撐壓力	此產品無健保品可比較 (可活動式人工椎間盤皆為自費品項)	219000	FBZ023026001	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
2890	盈力恩右L型7洞骨板 1.5MM CPS L-PLATE RIGHT 7 HOLE AS:INION PLT-1009	1.5MM CPS L-PLATE RIGHT 7 HOLE AS:INION PLT-1009	"屬可吸收性的骨板骨釘,材質及製程技術員專利"	術後感染會導致手術失敗、外科創傷可能會造成神經血管的損傷、植入物可能會造成發炎或過敏反應或提高併發症的風險，在無菌環境中可能會發生局部液體蓄積或異物反應。若有上述現象請速回診就醫。	生物可吸收性材質，可被人體代謝成水及二氧化碳排出體外，代謝時間約２－４年。非金屬材質不會產生微量金屬元素。本品不會妨礙各類視像照影，如：X光、核磁共振攝影、電腦斷層。	與健保可吸收材質比較，本品的材質及製程技術員有專利，本品的強度及延展性佳。與金屬材質比較：本品為無菌非膠原非熱原之可吸收性植入物。本品不會產生金屬離子，不會妨礙各類視像造影，如X光、電腦斷層、磁振造影。	12170	FFZ010181017	術後護理有助於傷口的痊癒。留意骨折處，避免使力或碰撞以免再次受到傷害致手術失敗。
2891	盈力恩4洞加長型骨釘 2.0MM CPS 4 HOLE PLATE EXTENDED AS:INION PLT-1014	2.0MM CPS 4 HOLE PLATE EXTENDED AS:INION PLT-1014	"屬可吸收性的骨板骨釘,材質及製程技術員專利"	術後感染會導致手術失敗、外科創傷可能會造成神經血管的損傷、植入物可能會造成發炎或過敏反應或提高併發症的風險，在無菌環境中可能會發生局部液體蓄積或異物反應。若有上述現象請速回診就醫。	生物可吸收性材質，可被人體代謝成水及二氧化碳排出體外，代謝時間約２－４年。非金屬材質不會產生微量金屬元素。本品不會妨礙各類視像照影，如：X光、核磁共振攝影、電腦斷層。	與健保可吸收材質比較，本品的材質及製程技術員有專利，本品的強度及延展性佳。與金屬材質比較：本品為無菌非膠原非熱原之可吸收性植入物。本品不會產生金屬離子，不會妨礙各類視像造影，如X光、電腦斷層、磁振造影。	7620	FFZ010181009	術後護理有助於傷口的痊癒。留意骨折處，避免使力或碰撞以免再次受到傷害致手術失敗。
2892	盈力恩7X7洞網狀骨板 1.5MM CPS MESH PLATE 7X7 HOLE AS:INION PLT-1030	1.5MM CPS MESH PLATE 7X7 HOLE AS:INION PLT-1030	"屬可吸收性的骨板骨釘,材質及製程技術員專利"	術後感染會導致手術失敗、外科創傷可能會造成神經血管的損傷、植入物可能會造成發炎或過敏反應或提高併發症的風險，在無菌環境中可能會發生局部液體蓄積或異物反應。若有上述現象請速回診就醫。	生物可吸收性材質，可被人體代謝成水及二氧化碳排出體外，代謝時間約２－４年。非金屬材質不會產生微量金屬元素。本品不會妨礙各類視像照影，如：X光、核磁共振攝影、電腦斷層。	與健保可吸收材質比較，本品的材質及製程技術員有專利，本品的強度及延展性佳。與金屬材質比較：本品為無菌非膠原非熱原之可吸收性植入物。本品不會產生金屬離子，不會妨礙各類視像造影，如X光、電腦斷層、磁振造影。	65920	FFZ010181019	術後護理有助於傷口的痊癒。留意骨折處，避免使力或碰撞以免再次受到傷害致手術失敗。
2893	鈦合金腦血管夾 TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 6.7MM AS:AESCULAP FT850T	TITANIUM ANEURYSM YASARGIL CLIP 6.7MM AS:AESCULAP FT850T	腦血管瘤夾	無	"鈦合金Ti6Al4V, ISO5832-3標準　鈦合金為非強磁性, 符合ISO9713標準, 可於3Tesla核磁共振攝影下使用, 而不會有危險發生 "	"鈷鉻鎳合金腦血管瘤夾於核磁共振攝影下之軌影假象較嚴重, 影響術後判讀治療"	24000	SCZ008051001	"為排除損壞, 不正常運作及不正常夾面閉合力等現象:1. 使用合適的腦血管瘤夾鉗; 2. 切勿使用其他製造廠之腦血管瘤夾鉗"
2894	愛喜龍安德派思縫合器槍 ECHELON 45 ENDOPATH LINEAR CUTTER 34CM AS:ETHICON EC45A	ECHELON 45 ENDOPATH LINEAR CUTTER 34CM AS:ETHICON EC45A	本產品無直接之副作用	無	"可彎式內視鏡用線型切割縫合器為無菌, 僅供單一病患使用, 可同時切割與縫合組織. 內含六排交錯的縫合釘, 切割線兩側各有三排. 器械的縫合釘線約45公厘長, 切割線約42公厘長, 連桿可任意往兩個方向旋轉, 關節機制可將連桿遠端部分當成樞軸, 以便從側邊接進手術部位"	無	12000	SAU08ECFLEET	無
2895	特保豪可周邊血管粥樣硬化切除系統 TURBOHAWK PERIPHERAL PLAQUE EXCISION SYSTEM AS：EV3 MTI THS-SS-CL	TURBOHAWK PERIPHERAL PLAQUE EXCISION SYSTEM AS：EV3 MTI THS-SS-CL	自體周邊動脈血管系統的原發性及再狹窄動脈的粥樣斑塊切除。	動脈破裂出血，栓塞需手術修補修復。	經由栓塞防護系統導絲，來切除周邊血管粥樣硬化組織。	跟健保給付之股淺動脈支架比較，一年的通暢率同，皆為78%。但特保豪可將周邊血管粥樣硬化切除後，沒有在病人體內留下任何異物。病人若未來有需要再回診治療，有較多醫療選擇。	115000	CTZ023760001	"禁忌症為周圍血管部位的支架內在狹窄，血栓性中風、出血性中風、顱內出血或動脈瘤，凝血功能障礙、過去3個月有重大手術，對阿斯匹靈過敏或不適者。"
2896	卡多系統體外參考貼片 CARTO 3 SYSTEM EXTERNAL REFERENCE PATCHES AS:BIOSENSE WEBSTER CREFP6	CARTO 3 SYSTEM EXTERNAL REFERENCE PATCHES AS:BIOSENSE WEBSTER CREFP6	此產品需搭配Carto 3系統使用，即能透過螢光屏以外的方式，探測導管的位置。	無	以此貼片作為工具，將黏貼式感應器連結線附著於患者的體表，從而傳送導管的位置。	無	35000	CXE06CREFPWE	若皮膚出現敏感現象，請停止使用本產品。
2897	因特樂內部鎖固纖維式閉塞系統 DIAMOND 12MMX30.0CM AS:BOSTON M001363950	INTERLOCK-35 FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM DIAMOND 12MMX30.0CM AS:BOSTON M001363950	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無	在栓塞手術中阻斷或降低周邊血管的血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ024894001	無
2898	希爾意消化道氣球擴張導管 氣球外徑:8-9-10mm X 5.5cm工作長度180cm AS:MICROVASIVE 5861	CRE Balloon Dilatation Catheter BALLOON OD:8-9-10mm X 5.5cm USABLE:180cm AS:MICROVASIVE 5861	產品適用於成年及青少年族群，以內視鏡方式擴張消化道的狹窄部位。適用於先前接受過或未接受過括約肌切開術的成人在內視鏡下擴張 Oddi 括約肌。	消化道氣球擴張術可能引起的不良事件包括但不限於：穿孔、出血、血腫、敗血症/感染、 對顯影劑過敏、疼痛和壓痛。	希爾意消化道氣球擴張導管，一個產品具有4種尺寸，同時在氣球兩側有不透射線，讓使用者可以更精準定位擴張位置。	目前無健保給付品項比較	13675	CDY025513001	無
2899	一次性加長型端對端吻合器 EEA AUTO SUTURE SINGLE USE STAPLER XL21MM AS:USSC EEAXL2135	EEA AUTO SUTURE SINGLE USE STAPLER XL21MM WITH 3.5MM STAPLES AS:USSC EEAXL2135	健保署給付金額無法符合該產品成本。	無	1.用於開放手術和腹腔鏡手術中可應用於消化道組織吻合的端對端吻合、端對側吻合以及側對側吻合。.2.擊發後共有2排環狀的B型微小鈦金屬縫合釘成形，可將欲結全的環狀管道組織直接打通並封住接口形成吻合口。.3.釘砧經擊發後將會自動彈起，退出容易，安全性更佳。	"1.為強化的不鏽鋼刀鋒。.2.更多的縫釘數,減少滲漏的風險。.3.可配合Orvil 21來使用。"	15400	SAST4DSTEA2C	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
2900	近端後側脛骨鎖定加壓骨板 LCP POSTERIOR MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 3.5MM 2H AS:SYNTHES 04.120.702	LCP POSTERIOR MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 3.5MM 2H AS:SYNTHES 04.120.702	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縱短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	77700	FBZ023616001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不同與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2901	心房牽引器 8MM AS:INTUITIVE 420204	ATRIAL RETRACTOR FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420204	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	36000	S8026172027	無
2902	海默拉克大血管夾鉗 8MM AS:INTUITIVE 420230	HEM-O-LOK L CLIP APPLIER FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420230	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	2000	S8026172033	無
2903	單極電燒剪刀 8MM AS:INTUITIVE 420179	HOT SHEARS FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420179	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	39000	S8026172018	無
2904	徐氏抓取鉗 5MM AS:INTUITIVE 420139	SCHERTEL GRASPER FOR ROBOTIC 5MM AS:INTUITIVE 420139	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	29000	S8026172047	無
2905	圓型剪 8MM AS:INTUITIVE 420007	ROUND TIP SCISSORS FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420007	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	25000	S8026172004	無
2906	迷你鉗子 8MM AS:INTUITIVE 420033	BLACK DIAMOND MICRO FR. FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420033	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	21000	S8026172005	無

2907	鉤子電燒頭 5MM AS:INTUITIVE 400156	CAUTERY HOOK TIP FOR DA VINCI ROBOTIC 5MM AS:INTUITIVE 400156	適用於特殊器械上	無置入體內，無副作用	裝置特殊器械上	無	12500	S5007766	與特定器械結合
2908	套管密閉閥 5MM AS:INTUITIVE 400161	CANNULA SEAL FOR ROBOTIC 5MM AS:INTUITIVE 400161	適用於Cannula上的密閉閥。	無置入體內，無副作用	裝置Cannula上	無	2500	S5007766	與特定Cannula結合
2909	髂動脈血管分支支架暨輸送導引系統 ZENITH BRANCH ENDOVASCULAR GRAFT-LLIAC BIF. INTRODUCTION SYSTEM AS:COOK ZBIS-12-61-58	BRANCH ENDOVASCULAR GRAFT-LLIAC BIF. WITH H&L-B ONE-SHOT INTRODUCTION SYSTEM 20FR 12X61X58MM AS:COOK ZBIS-12-61-58	"患體主動脈或髂動脈瘤、髂總動脈內末端密封部位不足，但適合做血管內修復者,並可提升生活品質"	因使用腔內導管裝治療，可能發生血管壁受損、血栓、動脈瘤變大、動脈瘤破裂、水腫、內漏等	由不銹鋼支架以及聚丙烯及聚酯纖維縫線製成，需配合同廠牌之腹主動脈瘤支架暨輸送導引系統使用。	"用於罹患髂動脈瘤患者,能保留內髂動脈,讓生活品質更佳"	113000	CBC03ZBS01CK	依衛生署仿單規範置放支架
2910	鎖定上方前方鎖骨骨板 LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE 3.5MM 6H RIGHT AS:SYNTHES 04.112.026	LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE 3.5MM 6H RIGHT AS:SYNTHES 04.112.026	1.鎖骨複雜性骨折。2.骨質疏鬆	異物感	骨板的形狀和尺寸配合鎖骨，完全人體功學設計，提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。	更好的穩定性與固定效果	60000	FBZ020565002	請遵照醫師衛教規定。
2911	萬向中空腥骨釬內釘 EXPERT TIBIAL NAIL ψ12.0MM 330MM AS:SYNTHES 04.004.646	EXPERT TIBIAL NAIL ψ12.0MM 330MM AS:SYNTHES 04.004.646	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.細短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	提供較多穩定度對於假關節、腫瘤、癒合不良及疏鬆骨的錨定能力佳。支持微創術式，降低感染率，出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ018775001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2912	普克艾經皮血管縫合器系統 PERCLOSE PROGLIDE SUTURE-MEDIATED CLOSURE SYSTEM 6F AS:ABBOTT 12673-05	PERCLOSE PROGLIDE SUTURE-MEDIATED CLOSURE SYSTEM 6F AS:ABBOTT 12673-05	使用5Fr至8Fr鞘管進行介入導管檢查或治療的病患，在術後經皮遞送縫線以縫合股總動脈穿刺點。(考量本案價格昂貴且臨床上已有其他有效方式可取代使用，暫緩納入健保給付範圍。)	感染、血腫、動靜脈瘻、假動脈瘤、血管變狹窄、腹膜後出血	1、提供較佳的血管壁閉合效果(傳統手壓式或填塞式止血未真正將傷口閉合)。2、可降低傷口感染機率及併發症(如穿刺部位大出血、血管栓塞、嚴重夾層、假性動脈瘤、動靜脈廔管或相關外周血管栓塞)。3、減少導管病人留院時間	無	13390	SAZ022546001	無
2913	SINGLE SITE卡氏鉗 5MM AS:INTUITIVE 428055	CADIERE FORCEPS FOR ROBOTIC 5MM AS:INTUITIVE 428055	適用於達文西手術之器械。	無置入體內，無副作用	器械可運用在達文西手臂上	無	18000	S2024637	需正確安裝在達文西手臂上
2914	SINGLE SITE方式抓取鉗 5MM AS:INTUITIVE 428058	FUNDUS GRASPER FOR ROBOTIC 5MM AS:INTUITIVE 428058	適用於達文西手術之器械。	無置入體內，無副作用	器械可運用在達文西手臂上	無	18000	S2024637	需正確安裝在達文西手臂上
2915	大型夾針器(含線剪) AS:INTUITIVE 420309	MEGA SUTURECUT NEEDLE DRIVER FOR ROBOTIC AS:INTUITIVE 420309	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	30000	S8026172030	無
2916	萬向中空腥骨釬內釘 EXPERT TIBIAL NAIL ψ9.0MM 315MM AS:SYNTHES 04.004.343	EXPERT TIBIAL NAIL ψ9.0MM 315MM AS:SYNTHES 04.004.343	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.細短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	提供較多穩定度對於假關節、腫瘤、癒合不良及疏鬆骨的錨定能力佳。支持微創術式，降低感染率，出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ018775001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2917	腥骨鎖定加壓骨板 LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 6H RIGHT AS:SYNTHES 439.986	LCP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 5.0MM 6H RIGHT AS:SYNTHES 439.986	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.細短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率，出血量，加快復原。鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	72000	FBZ019793003	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。4切勿重複使用。
2918	高耐磨聚乙烯腥骨關節面墊墊 XPE TIBIAL INSERT #6 18MM AS：UNITED 2303-3665	XPE TIBIAL INSERT #6 18MM AS：UNITED 2303-3665	1.風濕型關節炎2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者3.截骨術失敗、半關節成型術	1植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變2腥/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)3感染、傷口敞血症4引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等5皮膚結痂或傷口延遲癒合	1適用全人工膝關節置換以做為換材料的的另一種選擇2材質與設計可減少磨耗率	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之虞慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度。	42000	FBZ001396001	術後依醫囑限制活動並勿過度施壓手術之關節；並需定期做X光檢查
2920	悠補骨補骨材料(含異體骨片) OPTECURE ALLOGRAFT DEMINERALIZED BONE MATRIX(+CCC) 1CC AS:EXACTECH 652-00-01	OPTECURE ALLOGRAFT DEMINERALIZED BONE MATRIX(+CCC) 1CC AS:EXACTECH 652-00-01	適用於骨骼替代品(四肢、脊椎與骨盆)與不影響骨結構穩定性的骨骼系統之骨裂縫或缺口的骨填充物。	未有任何嚴重副作用，極少數患者可能會有患處紅腫，或其他一般手術會碰到的副作用。	"本特材成份經美國組織銀行確認具有骨誘導作用的人體去礦物質化骨基質(DBM)，DBM中富含多種骨成長蛋白及骨誘導生長因子，例如:BMP-2, BMP-4,IGF-1,TGF-B1等，以黃金比例組合而成，具有良好骨質誘導效果，可促進骨骼修復生長。"	本特材添加可誘導骨生成之生長因子，同時兼具骨傳導及誘導作用，誘導骨生長修復。	32000	FBZ027409006	使用本產品時請依照所提供之操作及使用資訊使用。本產品為無菌包裝，不可重新滅菌，開封後不可重覆使用
2921	悠補骨補骨材料(含異體骨片) OPTECURE ALLOGRAFT DEMINERALIZED BONE MATRIX(+CCC) 2CC AS:EXACTECH 652-00-02	OPTECURE ALLOGRAFT DEMINERALIZED BONE MATRIX(+CCC) 2CC AS:EXACTECH 652-00-02	適用於骨骼替代品(四肢、脊椎與骨盆)與不影響骨結構穩定性的骨骼系統之骨裂縫或缺口的骨填充物。	未有任何嚴重副作用，極少數患者可能會有患處紅腫，或其他一般手術會碰到的副作用。	"本特材成份經美國組織銀行確認具有骨誘導作用的人體去礦物質化骨基質(DBM)，DBM中富含多種骨成長蛋白及骨誘導生長因子，例如:BMP-2, BMP-4,IGF-1,TGF-B1等，以黃金比例組合而成，具有良好骨質誘導效果，可促進骨骼修復生長。"	本特材添加可誘導骨生成之生長因子，同時兼具骨傳導及誘導作用，誘導骨生長修復。	56000	FBZ027409007	使用本產品時請依照所提供之操作及使用資訊使用。本產品為無菌包裝，不可重新滅菌，開封後不可重覆使用
2922	悠補骨補骨材料(含異體骨片) OPTECURE ALLOGRAFT DEMINERALIZED BONE MATRIX(+CCC) 5CC AS:EXACTECH 652-00-05	OPTECURE ALLOGRAFT DEMINERALIZED BONE MATRIX(+CCC) 5CC AS:EXACTECH 652-00-05	適用於骨骼替代品(四肢、脊椎與骨盆)與不影響骨結構穩定性的骨骼系統之骨裂縫或缺口的骨填充物。	未有任何嚴重副作用，極少數患者可能會有患處紅腫，或其他一般手術會碰到的副作用。	"本特材成份經美國組織銀行確認具有骨誘導作用的人體去礦物質化骨基質(DBM)，DBM中富含多種骨成長蛋白及骨誘導生長因子，例如:BMP-2, BMP-4,IGF-1,TGF-B1等，以黃金比例組合而成，具有良好骨質誘導效果，可促進骨骼修復生長。"	本特材添加可誘導骨生成之生長因子，同時兼具骨傳導及誘導作用，誘導骨生長修復。	88000	FBZ027409008	使用本產品時請依照所提供之操作及使用資訊使用。本產品為無菌包裝，不可重新滅菌，開封後不可重覆使用
2923	泰若普肌腱固定懸吊鈕-肩鎖關節懸吊鈕 TIGHT-ROPE SYNDESMOSIS REPAIR SYSTEM- AC TIGHTROPE AS:ARTHREX AR-22	TIGHT-ROPE SYNDESMOSIS REPAIR SYSTEM- AC TIGHTROPE AS:ARTHREX AR-2257	用於肩鎖關節重建	1.深層或表面的感染2.對植入的材料過敏或有其他的反應。	用於肩鎖關節重建	1. 使用本特材治療，手術的傷口較小。2. 使用傳統骨板固定，異物感重，易造成肩膀僵硬，且需再次開刀移除植入物。	35625	FBZ020077003	1.本產品的植入可能會配合其他的骨板，所有金屬植入器需使用相同的冶金構造。2.植入物的限制與使用的詳細說明需詳盡的告知病人。3.術後患者需依醫生所規定指示且嚴格執行並保護傷處和植入物。
2924	迷你泰若普肌腱固定懸吊鈕 MINI TIGHT-ROPE KIT AS:ARTHREX AR-8914DS	MINI TIGHT-ROPE KIT AS:ARTHREX AR-8914DS	本特材用於將韌帶固定在所附屬破裂骨端和關節端的小骨片段，此處多無法用骨螺絲固定。	1.深層或表面的感染2.對植入的材料過敏或有其他的反應。	本特材用於將韌帶固定在所附屬破裂骨端和關節端的小骨片段，此處多無法用骨螺絲固定。	1. 骨螺絲釘材質硬，柔軟度不好，矯正過後的靈活度相較於使用Mini TightRope 來的差。2. 使用骨螺絲釘，可能會有螺絲斷裂及需要再次開刀移除螺絲。3.復原期較長，需搭配拐杖使用。	30350	FBZ024051001	1.本產品的植入可能會配合其他的骨釘和骨板，所有金屬植入器需使用相同的冶金構造。2.植入物的限制與使用的詳細說明需詳盡的告知病人。3.術後患者需依醫生所規定指示且嚴格執行並保護傷處和植入物。
2925	迷你泰若普肌腱固定懸吊鈕 MINI TIGHT-ROPE REPAIR KIT AS:ARTHREX AR-8911DS	MINI TIGHT-ROPE REPAIR KIT AS:ARTHREX AR-8911DS	本特材用於將韌帶固定在所附屬破裂骨端和關節端的小骨片段，此處多無法用骨螺絲固定。	1.深層或表面的感染2.對植入的材料過敏或有其他的反應。	本特材用於將韌帶固定在所附屬破裂骨端和關節端的小骨片段，此處多無法用骨螺絲固定。	1. 骨螺絲釘材質硬，柔軟度不好，矯正過後的靈活度相較於使用Mini TightRope 來的差。2. 使用骨螺絲釘，可能會有螺絲斷裂及需要再次開刀移除螺絲。3.復原期較長，需搭配拐杖使用。	30350	FBZ024051001	1.本產品的植入可能會配合其他的骨釘和骨板，所有金屬植入器需使用相同的冶金構造。2.植入物的限制與使用的詳細說明需詳盡的告知病人。3.術後患者需依醫生所規定指示且嚴格執行並保護傷處和植入物。
2926	側燒型止血氣化頭 2.3MM SIDE EFFECT ELECTRODE 140MM AS:MITEK 225201	2.3MM SIDE EFFECT ELECTRODE 140MM AS:MITEK 225201	適用進行膝蓋、肩膀、腳踝、手肘、手腕的關節鏡手術時，可以用來切割軟組織、血管止血以及軟組織凝固	可能對產品材質有過敏現象，機率極低	本產品為兩段式設計雙極電燒氣化棒，功率可調，適合在關節鏡下操作使用	本品項目前無健保品項	11000	TKY030685W02	"本產品為無菌包裝為單次使用之耗材,不可重新滅菌"
2927	側燒型止血氣化頭 2.3MM SHORT SIDE EFFECT ELECTRODE 85MM AS:MITEK 225211	2.3MM SHORT SIDE EFFECT ELECTRODE 85MM AS:MITEK 225211	適用於需要關節鏡手術的病患，進行軟組織切割、燒灼和割除，即同時達到血管止血和軟組織凝結之功用。	禁止用於非關節鏡手術，與不使用生理食鹽水或乳酸林格氏液灌洗的手術。本系統也不適用於因任何原因不得使用關節鏡手術之患者。本系統也不得使用於植人心臟搏節律器或其他電子裝置植人物的患者。	可透過關節鏡手術，進行軟組織切割燒灼外，同時達到血管止血和軟組織凝結之功用。提供不同角度燒頭，可於數中針對不同組織特性及位置達到最佳燒灼及止血效果。	可同時針對軟組織切割燒灼並達到血管止血和軟組織凝結	11000	TKY030685W02	無

2928	側燒型止血氣化頭3.5MM 3.5MM SIDE EFFECT ELECTRODE AS:MITEK 225301	3.5MM SIDE EFFECT ELECTRODE AS:MITEK 225301	適用於需要關節鏡手術的病患，進行軟組織切割、燒灼和割除，即同時達到血管止血和軟組織凝結之功用。	禁止用於非關節鏡手術，與不使用生理食鹽水或乳酸林格氏液灌洗的手術，本系統也不適用於因任何原因不得使用關節鏡手術之患者。本系統也不得使用於植人心臟搏節律器或其他電子裝置植入物的患者。	可透過關節鏡手術，進行軟組織切割燒灼外，同時達到血管止血和軟組織凝結之功用。提供不同角度燒頭，可於數中針對不同組織特性及位置達到最佳燒灼及止血效果。	可同時針對軟組織切割燒灼並達到血管止血和軟組織凝結	11000	TKY030685W02	無
2929	可彎式直燒型止血氣化頭3.5MM 3.5MM FLEXIBLE END EFFECT ELECTRODE AS:MITEK 225314	3.5MM FLEXIBLE END EFFECT ELECTRODE AS:MITEK 225314	適用於需要關節鏡手術的病患，進行軟組織切割、燒灼和割除，即同時達到血管止血和軟組織凝結之功用。	禁止用於非關節鏡手術，與不使用生理食鹽水或乳酸林格氏液灌洗的手術，本系統也不適用於因任何原因不得使用關節鏡手術之患者。本系統也不得使用於植人心臟搏節律器或其他電子裝置植入物的患者。	可透過關節鏡手術，進行軟組織切割燒灼外，同時達到血管止血和軟組織凝結之功用。提供不同角度燒頭，可於數中針對不同組織特性及位置達到最佳燒灼及止血效果。	可同時針對軟組織切割燒灼並達到血管止血和軟組織凝結	11000	TKY030685W02	無
2930	側燒型止血氣化頭 具抽吸功能 4.0MM LOW PROFILE SUCTION ELECTRODE AS:MITEK 225361	4.0MM LOW PROFILE SUCTION ELECTRODE AS:MITEK 225361	適用於需要關節鏡手術的病患，進行軟組織切割、燒灼和割除，即同時達到血管止血和軟組織凝結之功用。	禁止用於非關節鏡手術，與不使用生理食鹽水或乳酸林格氏液灌洗的手術，本系統也不適用於因任何原因不得使用關節鏡手術之患者。本系統也不得使用於植人心臟搏節律器或其他電子裝置植入物的患者。	可透過關節鏡手術，進行軟組織切割燒灼外，同時達到血管止血和軟組織凝結之功用。提供不同角度燒頭，可於數中針對不同組織特性及位置達到最佳燒灼及止血效果。	可同時針對軟組織切割燒灼並達到血管止血和軟組織凝結	11000	TKY030685W02	無
2931	哈默尼克進階手術剪 HARMONIC ACE +7 SHEARS WITH ADVANCED HEMOSTASIS 5MMX23CM AS:ETHICON HARH23	HARMONIC ACE +7 SHEARS WITH ADVANCED HEMOSTASIS 5MMX23CM AS:ETHICON HARH23	"本產品血管封閉直徑可達7mm。本產品刀面有, Teflon可防止沾黏。本產品熱橫幅影響更小。本產品刀面溫度更低。本產品水氣更少。"	無直接副作用，如同其他能量器械須注意勿將剛做用完之刀面直接接觸重要神經血管以免餘溫影響。	"本產品血管封閉直徑可達7mm。本產品刀面有, Teflon可防止沾黏。本產品熱橫幅影響更小。本產品刀面溫度更低。本產品水氣更少。"	執行電燒刀手術時，電刀產生器送出的電流通過病人身體，由回流電極（電刀板）負責收集，而流回原先的產生器，所以病人身上必須貼上一電刀板，如此構成一個完整的封閉迴路，才能達到應有的功能。可用於止血即可直接切割組織或沾黏的功能。	27000	TKY027404001	"本產品不適用於切割骨質。本產品不可用於以避孕為目的的輸卵管結紮手術。本產品為一無菌,僅供單一病患使用的器械。"
2932	哈默尼克進階手術剪 HARMONIC ACE +7 SHEARS WITH ADVANCED HEMOSTASIS 5MMX36CM AS:ETHICON HARH36	HARMONIC ACE +7 SHEARS WITH ADVANCED HEMOSTASIS 5MMX36CM AS:ETHICON HARH36	"本產品血管封閉直徑可達7mm。本產品刀面有, Teflon可防止沾黏。本產品熱橫幅影響更小。本產品刀面溫度更低。本產品水氣更少。"	無直接副作用，如同其他能量器械須注意勿將剛做用完之刀面直接接觸重要神經血管以免餘溫影響。	"本產品血管封閉直徑可達7mm。本產品刀面有, Teflon可防止沾黏。本產品熱橫幅影響更小。本產品刀面溫度更低。本產品水氣更少。"	執行電燒刀手術時，電刀產生器送出的電流通過病人身體，由回流電極（電刀板）負責收集，而流回原先的產生器，所以病人身上必須貼上一電刀板，如此構成一個完整的封閉迴路，才能達到應有的功能。可用於止血即可直接切割組織或沾黏的功能。	27000	TKY027404001	"本產品不適用於切割骨質。本產品不可用於以避孕為目的的輸卵管結紮手術。本產品為一無菌,僅供單一病患使用的器械。"
2933	哈默尼克進階手術剪 HARMONIC ACE +7 SHEARS WITH ADVANCED HEMOSTASIS 5MMX45CM AS:ETHICON HARH45	HARMONIC ACE +7 SHEARS WITH ADVANCED HEMOSTASIS 5MMX45CM AS:ETHICON HARH45	"本產品血管封閉直徑可達7mm。本產品刀面有, Teflon可防止沾黏。本產品熱橫幅影響更小。本產品刀面溫度更低。本產品水氣更少。"	無直接副作用，如同其他能量器械須注意勿將剛做用完之刀面直接接觸重要神經血管以免餘溫影響。	"本產品血管封閉直徑可達7mm。本產品刀面有, Teflon可防止沾黏。本產品熱橫幅影響更小。本產品刀面溫度更低。本產品水氣更少。"	執行電燒刀手術時，電刀產生器送出的電流通過病人身體，由回流電極（電刀板）負責收集，而流回原先的產生器，所以病人身上必須貼上一電刀板，如此構成一個完整的封閉迴路，才能達到應有的功能。可用於止血即可直接切割組織或沾黏的功能。	27000	TKY027404001	"本產品不適用於切割骨質。本產品不可用於以避孕為目的的輸卵管結紮手術。本產品為一無菌,僅供單一病患使用的器械。"
2934	脊椎固定系統微創三節 SPINAL FIXATION SYSTEM:RX2+SX6 MIS 3 LEVEL AS:INTAI	SPINAL FIXATION SYSTEM:RX2+SX6 MIS 3 LEVEL AS:INTAI	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植人物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	131600	FBZ002926005	無
2935	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 4.5X25X100MM AS:INTAI 40104525	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 4.5X25X100MM AS:INTAI 40104525	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植人物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	19000	FBZ002926001	無
2936	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 4.5X30X100MM AS:INTAI 40104530	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 4.5X30X100MM AS:INTAI 40104530	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植人物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	19000	FBZ002926001	無
2937	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 4.5X35X100MM AS:INTAI 40104535	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 4.5X35X100MM AS:INTAI 40104535	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植人物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	19000	FBZ002926001	無
2938	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 4.5X40X100MM AS:INTAI 40104540	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 4.5X40X100MM AS:INTAI 40104540	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植人物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	19000	FBZ002926001	無
2939	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 5.0X30X100MM AS:INTAI 40105030	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 5.0X30X100MM AS:INTAI 40105030	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植人物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	19000	FBZ002926001	無
2940	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 5.0X35X100MM AS:INTAI 40105035	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 5.0X35X100MM AS:INTAI 40105035	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植人物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	19000	FBZ002926001	無
2941	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 5.0X40X100MM AS:INTAI 40105040	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 5.0X40X100MM AS:INTAI 40105040	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植人物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	19000	FBZ002926001	無
2942	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 5.0X45X100MM AS:INTAI 40105045	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 5.0X45X100MM AS:INTAI 40105045	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植人物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	19000	FBZ002926001	無
2943	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 5.5X30X100MM AS:INTAI 40105530	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 5.5X30X100MM AS:INTAI 40105530	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植人物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	19000	FBZ002926001	無
2944	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 5.5X35X100MM AS:INTAI 40105535	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 5.5X35X100MM AS:INTAI 40105535	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植人物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	19000	FBZ002926001	無
2945	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 5.5X40X100MM AS:INTAI 40105540	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 5.5X40X100MM AS:INTAI 40105540	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植人物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	19000	FBZ002926001	無
2946	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 5.5X45X100MM AS:INTAI 40105545	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 5.5X45X100MM AS:INTAI 40105545	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植人物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	19000	FBZ002926001	無

2947	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型5.5X50X100MM AS:INTAI 40105550	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 5.5X50X100MM AS:INTAI 40105550	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2948	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.0X30X100MM AS:INTAI 40106030	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 6.0X30X100MM AS:INTAI 40106030	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2949	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.0X35X100MM AS:INTAI 40106035	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 6.0X35X100MM AS:INTAI 40106035	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2950	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.0X40X100MM AS:INTAI 40106040	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 6.0X40X100MM AS:INTAI 40106040	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2951	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.0X45X100MM AS:INTAI 40106045	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 6.0X45X100MM AS:INTAI 40106045	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2952	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.0X50X100MM AS:INTAI 40106050	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 6.0X50X100MM AS:INTAI 40106050	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2953	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.0X55X100MM AS:INTAI 40106055	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 6.0X55X100MM AS:INTAI 40106055	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2954	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.5X30X100MM AS:INTAI 40106530	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 6.5X30X100MM AS:INTAI 40106530	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2955	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.5X35X100MM AS:INTAI 40106535	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 6.5X35X100MM AS:INTAI 40106535	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2956	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.5X40X100MM AS:INTAI 40106540	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 6.5X40X100MM AS:INTAI 40106540	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2957	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.5X45X100MM AS:INTAI 40106545	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 6.5X45X100MM AS:INTAI 40106545	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2958	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.5X50X100MM AS:INTAI 40106550	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 6.5X50X100MM AS:INTAI 40106550	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2959	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.5X55X100MM AS:INTAI 40106555	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 6.5X55X100MM AS:INTAI 40106555	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2960	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.0X30X100MM AS:INTAI 40107030	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 7.0X30X100MM AS:INTAI 40107030	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2961	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.0X35X100MM AS:INTAI 40107035	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 7.0X35X100MM AS:INTAI 40107035	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2962	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.0X40X100MM AS:INTAI 40107040	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 7.0X40X100MM AS:INTAI 40107040	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2963	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.0X45X100MM AS:INTAI 40107045	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 7.0X45X100MM AS:INTAI 40107045	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2964	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.0X50X100MM AS:INTAI 40107050	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 7.0X50X100MM AS:INTAI 40107050	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2965	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.0X55X100MM AS:INTAI 40107055	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 7.0X55X100MM AS:INTAI 40107055	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無

2966	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 7.0X60X100MM AS:INTAI 40107060	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 7.0X60X100MM AS:INTAI 40107060	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2967	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 7.0X65X100MM AS:INTAI 40107065	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 7.0X65X100MM AS:INTAI 40107065	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2968	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 7.5X30X100MM AS:INTAI 40107530	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 7.5X30X100MM AS:INTAI 40107530	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2969	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 7.5X35X100MM AS:INTAI 40107535	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 7.5X35X100MM AS:INTAI 40107535	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2970	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 7.5X40X100MM AS:INTAI 40107540	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 7.5X40X100MM AS:INTAI 40107540	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2971	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 7.5X45X100MM AS:INTAI 40107545	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 7.5X45X100MM AS:INTAI 40107545	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2972	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 7.5X50X100MM AS:INTAI 40107550	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 7.5X50X100MM AS:INTAI 40107550	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2973	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 7.5X55X100MM AS:INTAI 40107555	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 7.5X55X100MM AS:INTAI 40107555	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2974	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 7.5X60X100MM AS:INTAI 40107560	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 7.5X60X100MM AS:INTAI 40107560	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2975	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 7.5X65X100MM AS:INTAI 40107565	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 7.5X65X100MM AS:INTAI 40107565	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2976	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 8.0X35X100MM AS:INTAI 40108035	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 8.0X35X100MM AS:INTAI 40108035	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2977	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 8.0X40X100MM AS:INTAI 40108040	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 8.0X40X100MM AS:INTAI 40108040	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2978	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 8.0X45X100MM AS:INTAI 40108045	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 8.0X45X100MM AS:INTAI 40108045	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2979	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 8.0X50X100MM AS:INTAI 40108050	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 8.0X50X100MM AS:INTAI 40108050	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2980	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 8.0X55X100MM AS:INTAI 40108055	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 8.0X55X100MM AS:INTAI 40108055	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2981	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 8.0X60X100MM AS:INTAI 40108060	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 8.0X60X100MM AS:INTAI 40108060	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2982	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 8.0X65X100MM AS:INTAI 40108065	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE 8.0X65X100MM AS:INTAI 40108065	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對．	19000	FBZ002926001	無
2983	微創連接桿 端面切槽型(預彎) ROD 5.5X30MM AS:INTAI 41006030	ROD 5.5X30MM AS:INTAI 41006030	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	"特殊預灣連結桿,因符合人體工學,使脊椎手術醫師在串聯微創釘做固定時可以輕易的從微創小傷口固定,與一般微創自費產品再少於兩個傷口"	無	8800	FBZ002926002	無
2984	微創連接桿 端面切槽型(預彎) ROD 5.5X35MM AS:INTAI 41006035	ROD 5.5X35MM AS:INTAI 41006035	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	"特殊預灣連結桿,因符合人體工學,使脊椎手術醫師在串聯微創釘做固定時可以輕易的從微創小傷口固定,與一般微創自費產品再少於兩個傷口"	無	8800	FBZ002926002	無
2985	微創連接桿 端面切槽型(預彎) ROD 5.5X40MM AS:INTAI 41006040	ROD 5.5X40MM AS:INTAI 41006040	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應．	"特殊預灣連結桿,因符合人體工學,使脊椎手術醫師在串聯微創釘做固定時可以輕易的從微創小傷口固定,與一般微創自費產品再少於兩個傷口"	無	8800	FBZ002926002	無

2986	微創連接桿 端面切槽型(預彎) ROD 5.5X45MM AS:INTAI 41006045	ROD 5.5X45MM AS:INTAI 41006045	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應。	"特殊預灣連結桿,因符合人體工學,使脊椎手術醫師在串聯微創釘做固定時可以輕易的從微創小傷口固定,與一般微創自費產品再少於兩個傷口"	無	8800	FBZ002926002	無
2987	微創連接桿 端面切槽型(預彎) ROD 5.5X50MM AS:INTAI 41006050	ROD 5.5X50MM AS:INTAI 41006050	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應。	"特殊預灣連結桿,因符合人體工學,使脊椎手術醫師在串聯微創釘做固定時可以輕易的從微創小傷口固定,與一般微創自費產品再少於兩個傷口"	無	8800	FBZ002926002	無
2988	微創連接桿 端面切槽型(預彎) ROD 5.5X60MM AS:INTAI 41006060	ROD 5.5X60MM AS:INTAI 41006060	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應。	"特殊預灣連結桿,因符合人體工學,使脊椎手術醫師在串聯微創釘做固定時可以輕易的從微創小傷口固定,與一般微創自費產品再少於兩個傷口"	無	8800	FBZ002926002	無
2989	微創連接桿 端面切槽型(預彎) ROD 5.5X70MM AS:INTAI 41006070	ROD 5.5X70MM AS:INTAI 41006070	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應。	"特殊預灣連結桿,因符合人體工學,使脊椎手術醫師在串聯微創釘做固定時可以輕易的從微創小傷口固定,與一般微創自費產品再少於兩個傷口"	無	8800	FBZ002926002	無
2990	微創連接桿 端面切槽型(預彎) ROD 5.5X80MM AS:INTAI 41006080	ROD 5.5X80MM AS:INTAI 41006080	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應。	"特殊預灣連結桿,因符合人體工學,使脊椎手術醫師在串聯微創釘做固定時可以輕易的從微創小傷口固定,與一般微創自費產品再少於兩個傷口"	無	8800	FBZ002926002	無
2991	微創連接桿 端面切槽型(預彎) ROD 5.5X90MM AS:INTAI 41006090	ROD 5.5X90MM AS:INTAI 41006090	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應。	"特殊預灣連結桿,因符合人體工學,使脊椎手術醫師在串聯微創釘做固定時可以輕易的從微創小傷口固定,與一般微創自費產品再少於兩個傷口"	無	8800	FBZ002926002	無
2992	微創連接桿 端面切槽型(預彎) ROD 5.5X100MM AS:INTAI 41006100	ROD 5.5X100MM AS:INTAI 41006100	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應。	"特殊預灣連結桿,因符合人體工學,使脊椎手術醫師在串聯微創釘做固定時可以輕易的從微創小傷口固定,與一般微創自費產品再少於兩個傷口"	無	8800	FBZ002926002	無
2993	微創連接桿 端面切槽型 ROD 5.5X110MM AS:INTAI 41004110	ROD 5.5X110MM AS:INTAI 41004110	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	13500	FBZ002926003	無
2994	微創連接桿 端面切槽型 ROD 5.5X120MM AS:INTAI 41004120	ROD 5.5X120MM AS:INTAI 41004120	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	13500	FBZ002926003	無
2995	微創連接桿 端面切槽型 ROD 5.5X130MM AS:INTAI 41004130	ROD 5.5X130MM AS:INTAI 41004130	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	13500	FBZ002926003	無
2996	微創連接桿 端面切槽型 ROD 5.5X140MM AS:INTAI 41004140	ROD 5.5X140MM AS:INTAI 41004140	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	13500	FBZ002926003	無
2997	微創連接桿 端面切槽型 ROD 5.5X150MM AS:INTAI 41004150	ROD 5.5X150MM AS:INTAI 41004150	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	13500	FBZ002926003	無
2998	微創連接桿 端面切槽型 ROD 5.5X160MM AS:INTAI 41004160	ROD 5.5X160MM AS:INTAI 41004160	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	13500	FBZ002926003	無
2999	微創連接桿 端面切槽型 ROD 5.5X170MM AS:INTAI 41004170	ROD 5.5X170MM AS:INTAI 41004170	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	13500	FBZ002926003	無
3000	微創連接桿 端面切槽型 ROD 5.5X180MM AS:INTAI 41004180	ROD 5.5X180MM AS:INTAI 41004180	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	13500	FBZ002926003	無
3001	微創連接桿 端面切槽型 ROD 5.5X190MM AS:INTAI 41004190	ROD 5.5X190MM AS:INTAI 41004190	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	13500	FBZ002926003	無
3002	微創連接桿 端面切槽型 ROD 5.5X200MM AS:INTAI 41004200	ROD 5.5X200MM AS:INTAI 41004200	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	13500	FBZ002926003	無
3003	微創連接桿 端面切槽型 ROD 5.5X210MM AS:INTAI 41004210	ROD 5.5X210MM AS:INTAI 41004210	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	13500	FBZ002926003	無
3004	微創連接桿 端面切槽型 ROD 5.5X220MM AS:INTAI 41004220	ROD 5.5X220MM AS:INTAI 41004220	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	13500	FBZ002926003	無
3005	微創連接桿 端面切槽型 ROD 5.5X230MM AS:INTAI 41004230	ROD 5.5X230MM AS:INTAI 41004230	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	13500	FBZ002926003	無
3006	微創連接桿 端面切槽型 ROD 5.5X240MM AS:INTAI 41004240	ROD 5.5X240MM AS:INTAI 41004240	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	13500	FBZ002926003	無

3007	微創連接桿 端面切槽型 ROD 5.5X250MM AS:INTAI 41004250	ROD 5.5X250MM AS:INTAI 41004250	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	13500	FBZ002926003	無
3008	微創連接桿 端面切槽型 ROD 5.5X260MM AS:INTAI 41004260	ROD 5.5X260MM AS:INTAI 41004260	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	13500	FBZ002926003	無
3009	微創連接桿 端面切槽型 ROD 5.5X270MM AS:INTAI 41004270	ROD 5.5X270MM AS:INTAI 41004270	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	13500	FBZ002926003	無
3010	微創連接桿 端面切槽型 ROD 5.5X280MM AS:INTAI 41004280	ROD 5.5X280MM AS:INTAI 41004280	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	13500	FBZ002926003	無
3011	微創連接桿 端面切槽型 ROD 5.5X290MM AS:INTAI 41004290	ROD 5.5X290MM AS:INTAI 41004290	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	13500	FBZ002926003	無
3012	微創連接桿 端面切槽型 ROD 5.5X300MM AS:INTAI 41004300	ROD 5.5X300MM AS:INTAI 41004300	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	13500	FBZ002926003	無
3013	脊椎固定系統微創二節 SPINAL FIXATION SYSTEM:RX2+SX4 MIS 2 LEVEL AS:INTAI	SPINAL FIXATION SYSTEM:RX2+SX4 MIS 2 LEVEL AS:INTAI	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物金屬產生過敏反應。	使用微創手術方式植入於之脊椎病變適應症之病患。	主要運用在微創脊椎手術，能在非常微小傷口內將微創釘放入椎弓根，使微創釘能有更多的接觸面積與增加穩定度，讓病患手術流血少，傷口不疼痛，恢復其更快速下床出院，是健保品大傷口傳統手術無法比對。	93600	FBZ002926004	無
3014	佰門骨撐開系統 GUARDIAN INFLATABLE BONE EXPANDER SYSTEM 21MM AS:BM BMK-20-1	GUARDIAN INFLATABLE BONE EXPANDER SYSTEM 21MM AS:BM BMK-20-1	" 1. 使用經皮穿刺治療可減少術後照護與總醫療成本，並可減少患者死亡機率。 2. Kyphoplasty可減輕疼痛、改善功能和生活質量，同時不會增加額外的脊椎骨折風險。 4. 相較於Vertebroplasty，Kyphoplasty疼痛感降低且具有較低的併發症發生率。"	無	" 1. 使用經皮穿刺治療可減少術後照護與總醫療成本，並可減少患者死亡機率。 2. Kyphoplasty可減輕疼痛、改善功能和生活質量，同時不會增加額外的脊椎骨折風險。 4. 相較於Vertebroplasty，Kyphoplasty疼痛感降低且具有較低的併發症發生率。"	無	56000	FBZ022381001	"1、確認沒有殘漏任何零件 2、除專業人員外，不可拆開、維修及重組本產品 3、只有受過訓及合格的人員才能使用醫療設備 4、所有的零件皆只能單次使用，不得重複使用 5、使用本產品期間應依照正確的程序操作 6、本產品使用後應特別處理"
3015	艾德尼斯人工電子耳聲音處理器(耳掛) NAIDA CI Q70 SOUND PROCESSOR SYSTEM AS:ADVANCED BIONICS CI-5245-150	NAIDA CI Q70 SOUND PROCESSOR SYSTEM AS:ADVANCED BIONICS CI-5245-150	本產品是一種雙極電外科器械，需與Force Triad能量平台配合使用。用於血管、淋巴與組織需要結紮和切割的一般外科、婦科手術，可用於閉合7mm以下血管、淋巴及組織束。其他適用範圍包括泌尿外科、血管外科、胸腔外科及胸腔鏡手術。	無	本產品是一種雙極電外科器械，需與Force Triad能量平台配合使用。用於血管、淋巴與組織需要結紮和切割的一般外科、婦科手術，可用於閉合7mm以下血管、淋巴及組織束。其他適用範圍包括泌尿外科、血管外科、胸腔外科及胸腔鏡手術。	無	325000	FEC02C52454V	無
3016	派西弗無縫線主動脈心臟瓣膜 PERCEVAL S SUTURELESS AORTIC VALVE S AS:SORIN PVS21	PERCEVAL S SUTURELESS AORTIC VALVE S AS:SORIN PVS21	Perceval S瓣膜適用於經由開心手術替換人體受損或功能不全的主動脈瓣膜。瓣膜適用於經醫師診斷出有主動脈瓣膜狹窄或閉鎖不全的成人患者。	無	由牛心包膜製成的組織部件及自動擴張型鎳鈦合金支架，具有支撐瓣膜和固定的雙重作用。且具carbofilm塗層確保器材的生物相容性和血液相容性。此瓣膜不需縫合，可經由微創傷口來進行手術的難度降低，以減少術後疼痛與縮短術後恢復期	無	350000	FHVD1PVSAVR5	無
3017	派西弗無縫線主動脈心臟瓣膜 PERCEVAL S SUTURELESS AORTIC VALVE XL AS:SORIN PVS27	PERCEVAL S SUTURELESS AORTIC VALVE XL AS:SORIN PVS27	Perceval S瓣膜適用於經由開心手術替換人體受損或功能不全的主動脈瓣膜。瓣膜適用於經醫師診斷出有主動脈瓣膜狹窄或閉鎖不全的成人患者。	無	由牛心包膜製成的組織部件及自動擴張型鎳鈦合金支架，具有支撐瓣膜和固定的雙重作用。且具carbofilm塗層確保器材的生物相容性和血液相容性。此瓣膜不需縫合，可經由微創傷口來進行手術的難度降低，以減少術後疼痛與縮短術後恢復期	無	350000	FHVD1PVSAVR5	無
3018	瑞利斯縫線固定錨釘 REELX STT SUTURE KNOTLESS ANCHOR 5.5MM AS:STRYKER 3910-600-060	REELX STT SUTURE KNOTLESS ANCHOR 5.5MM AS:STRYKER 3910-600-060	用於關節鏡手術時提供手術部位中的縫線固定或軟組織固定	可能出現縫線或錨釘斷裂的情況	此款醫材具有引線設計，方便帶線且植入錨釘後還可再調整張力，可將手術達到最佳效果	特殊設計，將縫線捲入錨釘增大，更穩固，Peek材質較牢固且不為造成過敏反應並增加使用年限，以降低病人日後須再次手術機率。	25000	FBZ027391001	為滅菌包裝，請勿重複使用
3019	瑞利斯縫線固定錨釘 REELX STT SUTURE KNOTLESS ANCHOR 4.5MM AS:STRYKER 3910-600-062	REELX STT SUTURE KNOTLESS ANCHOR 4.5MM AS:STRYKER 3910-600-062	用於關節鏡手術時提供手術部位中的縫線固定或軟組織固定	可能出現縫線或錨釘斷裂的情況	此款醫材具有引線設計，方便帶線且植入錨釘後還可再調整張力，可將手術達到最佳效果	特殊設計，將縫線捲入錨釘增大，更穩固，Peek材質較牢固且不為造成過敏反應並增加使用年限，以降低病人日後須再次手術機率。	25000	FBZ027391001	為滅菌包裝，請勿重複使用
3020	胸骨固定系統骨板-直形骨板 STERNALOCK BLU SYSTEM 4 HOLE STRAIGHT PLATE AS:BIOMET 73-2636	STERNALOCK BLU SYSTEM 4 HOLE STRAIGHT PLATE AS:BIOMET 73-2636	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	可能造成急性感染，對金屬過敏者不可使用。	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	1.術後感染率及縱隔炎發生率均低於傳統鋼絲。2.堅固度、術後癒合度及患者術後疼痛度均優於傳統鋼絲。	12750	FBZ024834001	不可重複使用，並小心且儘量減少彎折次數。
3021	胸骨固定系統骨板-L形骨板 STERNALOCK BLU SYSTEM 4 HOLE L 100 DEG PLATE AS:BIOMET 73-2643	STERNALOCK BLU SYSTEM 4 HOLE L 100 DEG PLATE AS:BIOMET 73-2643	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	可能造成急性感染，對金屬過敏者不可使用。	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	1.術後感染率及縱隔炎發生率均低於傳統鋼絲。2.堅固度、術後癒合度及患者術後疼痛度均優於傳統鋼絲。	12750	FBZ024834002	不可重複使用，並小心且儘量減少彎折次數。
3022	胸骨固定系統骨板-正方形骨板 STERNALOCK BLU SYSTEM 4 HOLE SQUARE PLATE AS:BIOMET 73-2622	STERNALOCK BLU SYSTEM 4 HOLE SQUARE PLATE AS:BIOMET 73-2622	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	可能造成急性感染，對金屬過敏者不可使用。	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	1.術後感染率及縱隔炎發生率均低於傳統鋼絲。2.堅固度、術後癒合度及患者術後疼痛度均優於傳統鋼絲。	12750	FBZ024834003	不可重複使用，並小心且儘量減少彎折次數。
3023	胸骨固定系統骨釘 CANCELLOUS SCREW 2.4X10MM AS:BIOMET 73-2410	CANCELLOUS SCREW 2.4X10MM AS:BIOMET 73-2410	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	可能造成急性感染，對金屬過敏者不可使用。	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	1.術後感染率及縱隔炎發生率均低於傳統鋼絲。2.堅固度、術後癒合度及患者術後疼痛度均優於傳統鋼絲。	3170	FBZ024834004	不可重複使用，並小心且儘量減少彎折次數。
3024	胸骨固定系統骨釘 CANCELLOUS SCREW 2.4X12MM AS:BIOMET 73-2412	CANCELLOUS SCREW 2.4X12MM AS:BIOMET 73-2412	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	可能造成急性感染，對金屬過敏者不可使用。	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	1.術後感染率及縱隔炎發生率均低於傳統鋼絲。2.堅固度、術後癒合度及患者術後疼痛度均優於傳統鋼絲。	3170	FBZ024834004	不可重複使用，並小心且儘量減少彎折次數。
3025	胸骨固定系統骨釘 CANCELLOUS SCREW 2.4X14MM AS:BIOMET 73-2414	CANCELLOUS SCREW 2.4X14MM AS:BIOMET 73-2414	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	可能造成急性感染，對金屬過敏者不可使用。	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	1.術後感染率及縱隔炎發生率均低於傳統鋼絲。2.堅固度、術後癒合度及患者術後疼痛度均優於傳統鋼絲。	3170	FBZ024834004	不可重複使用，並小心且儘量減少彎折次數。

3026	胸骨固定系統骨釘 CANCELLOUS SCREW 2.4X16MM AS:BIOMET 73-2416	CANCELLOUS SCREW 2.4X16MM AS:BIOMET 73-2416	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	可能造成急性感染，對金屬過敏者不可使用。	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	1.術後感染率及縱隔炎發生率均低於傳統鋼絲。2.堅固度、術後癒合度及患者術後疼痛度均優於傳統鋼絲。	3170	FBZ024834004	不可重複使用，並小心且儘量減少彎折次數。
3027	胸骨固定系統骨釘 CANCELLOUS SCREW 2.4X18MM AS:BIOMET 73-2418	CANCELLOUS SCREW 2.4X18MM AS:BIOMET 73-2418	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	可能造成急性感染，對金屬過敏者不可使用。	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	1.術後感染率及縱隔炎發生率均低於傳統鋼絲。2.堅固度、術後癒合度及患者術後疼痛度均優於傳統鋼絲。	3170	FBZ024834004	不可重複使用，並小心且儘量減少彎折次數。
3028	胸骨固定系統骨釘 CANCELLOUS SCREW 2.7X8MM AS:BIOMET 73-2708	CANCELLOUS SCREW 2.7X8MM AS:BIOMET 73-2708	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	可能造成急性感染，對金屬過敏者不可使用。	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	1.術後感染率及縱隔炎發生率均低於傳統鋼絲。2.堅固度、術後癒合度及患者術後疼痛度均優於傳統鋼絲。	3170	FBZ024834004	不可重複使用，並小心且儘量減少彎折次數。
3029	胸骨固定系統骨釘 CANCELLOUS SCREW 2.7X10MM AS:BIOMET 73-2710	CANCELLOUS SCREW 2.7X10MM AS:BIOMET 73-2710	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	可能造成急性感染，對金屬過敏者不可使用。	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	1.術後感染率及縱隔炎發生率均低於傳統鋼絲。2.堅固度、術後癒合度及患者術後疼痛度均優於傳統鋼絲。	3170	FBZ024834004	不可重複使用，並小心且儘量減少彎折次數。
3030	胸骨固定系統骨釘 CANCELLOUS SCREW 2.7X12MM AS:BIOMET 73-2712	CANCELLOUS SCREW 2.7X12MM AS:BIOMET 73-2712	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	可能造成急性感染，對金屬過敏者不可使用。	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	1.術後感染率及縱隔炎發生率均低於傳統鋼絲。2.堅固度、術後癒合度及患者術後疼痛度均優於傳統鋼絲。	3170	FBZ024834004	不可重複使用，並小心且儘量減少彎折次數。
3031	胸骨固定系統骨釘 CANCELLOUS SCREW 2.7X14MM AS:BIOMET 73-2714	CANCELLOUS SCREW 2.7X14MM AS:BIOMET 73-2714	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	可能造成急性感染，對金屬過敏者不可使用。	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	1.術後感染率及縱隔炎發生率均低於傳統鋼絲。2.堅固度、術後癒合度及患者術後疼痛度均優於傳統鋼絲。	3170	FBZ024834004	不可重複使用，並小心且儘量減少彎折次數。
3032	胸骨固定系統骨釘 CANCELLOUS SCREW 2.7X18MM AS:BIOMET 73-2718	CANCELLOUS SCREW 2.7X18MM AS:BIOMET 73-2718	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	可能造成急性感染，對金屬過敏者不可使用。	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	1.術後感染率及縱隔炎發生率均低於傳統鋼絲。2.堅固度、術後癒合度及患者術後疼痛度均優於傳統鋼絲。	3170	FBZ024834004	不可重複使用，並小心且儘量減少彎折次數。
3033	胸骨固定系統骨釘 CANCELLOUS SCREW 2.7X20MM AS:BIOMET 73-2720	CANCELLOUS SCREW 2.7X20MM AS:BIOMET 73-2720	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	可能造成急性感染，對金屬過敏者不可使用。	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	1.術後感染率及縱隔炎發生率均低於傳統鋼絲。2.堅固度、術後癒合度及患者術後疼痛度均優於傳統鋼絲。	3170	FBZ024834004	不可重複使用，並小心且儘量減少彎折次數。
3034	胸骨固定系統骨板-直形骨板 STERNALOCK BLU SYSTEM 8 HOLE STRAIGHT PLATE AS:BIOMET 73-1952	STERNALOCK BLU SYSTEM 8 HOLE STRAIGHT PLATE AS:BIOMET 73-1952	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	可能造成急性感染，對金屬過敏者不可使用。	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	1.術後感染率及縱隔炎發生率均低於傳統鋼絲。2.堅固度、術後癒合度及患者術後疼痛度均優於傳統鋼絲。	25500	FBZ024834005	不可重複使用，並小心且儘量減少彎折次數。
3035	胸骨固定系統骨板-X形骨板 STERNALOCK BLU SYSTEM 8 HOLE X PLATE AS:BIOMET 73-2623	STERNALOCK BLU SYSTEM 8 HOLE X PLATE AS:BIOMET 73-2623	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	可能造成急性感染，對金屬過敏者不可使用。	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	1.術後感染率及縱隔炎發生率均低於傳統鋼絲。2.堅固度、術後癒合度及患者術後疼痛度均優於傳統鋼絲。	25500	FBZ024834006	不可重複使用，並小心且儘量減少彎折次數。
3036	胸骨固定系統骨板-梯形骨板 STERNALOCK BLU SYSTEM 12 HOLE LADDER PLATE AS:BIOMET 73-2632	STERNALOCK BLU SYSTEM 12 HOLE LADDER PLATE AS:BIOMET 73-2632	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	可能造成急性感染，對金屬過敏者不可使用。	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	1.術後感染率及縱隔炎發生率均低於傳統鋼絲。2.堅固度、術後癒合度及患者術後疼痛度均優於傳統鋼絲。	38810	FBZ024834008	不可重複使用，並小心且儘量減少彎折次數。
3037	胸骨固定系統骨板-寬梯形骨板 STERNALOCK BLU SYSTEM 12 HOLE WIDE LADDER PLATE AS:BIOMET 73-2634	STERNALOCK BLU SYSTEM 12 HOLE WIDE LADDER PLATE AS:BIOMET 73-2634	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	可能造成急性感染，對金屬過敏者不可使用。	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	1.術後感染率及縱隔炎發生率均低於傳統鋼絲。2.堅固度、術後癒合度及患者術後疼痛度均優於傳統鋼絲。	38810	FBZ024834009	不可重複使用，並小心且儘量減少彎折次數。
3038	胸骨固定系統骨釘 CANCELLOUS SCREW 2.4X8MM AS:BIOMET 73-2408	CANCELLOUS SCREW 2.4X8MM AS:BIOMET 73-2408	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	可能造成急性感染，對金屬過敏者不可使用。	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	1.術後感染率及縱隔炎發生率均低於傳統鋼絲。2.堅固度、術後癒合度及患者術後疼痛度均優於傳統鋼絲。	3170	FBZ024834004	不可重複使用，並小心且儘量減少彎折次數。
3039	胸骨固定系統骨釘 CANCELLOUS SCREW 2.4X20MM AS:BIOMET 73-2420	CANCELLOUS SCREW 2.4X20MM AS:BIOMET 73-2420	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	可能造成急性感染，對金屬過敏者不可使用。	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	1.術後感染率及縱隔炎發生率均低於傳統鋼絲。2.堅固度、術後癒合度及患者術後疼痛度均優於傳統鋼絲。	3170	FBZ024834004	不可重複使用，並小心且儘量減少彎折次數。
3040	胸骨固定系統骨釘 CANCELLOUS SCREW 2.7X16MM AS:BIOMET 73-2716	CANCELLOUS SCREW 2.7X16MM AS:BIOMET 73-2716	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	可能造成急性感染，對金屬過敏者不可使用。	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	1.術後感染率及縱隔炎發生率均低於傳統鋼絲。2.堅固度、術後癒合度及患者術後疼痛度均優於傳統鋼絲。	3170	FBZ024834004	不可重複使用，並小心且儘量減少彎折次數。
3041	胸骨固定系統骨板-JL形骨板 STERNALOCK BLU SYSTEM 8 HOLE JL PLATE AS:BIOMET 73-2645	STERNALOCK BLU SYSTEM 8 HOLE JL PLATE AS:BIOMET 73-2645	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	可能造成急性感染，對金屬過敏者不可使用。	1. 鈦合金材質，生物相容性佳，延展性佳可依骨骼曲度做調整。2. 增加術後胸骨及肋骨穩定性，降低病患疼痛感提升舒適度。3. 加速骨癒合，降低縱膈炎發生率。	1.術後感染率及縱隔炎發生率均低於傳統鋼絲。2.堅固度、術後癒合度及患者術後疼痛度均優於傳統鋼絲。	25500	FBZ024834007	不可重複使用，並小心且儘量減少彎折次數。
3042	重建型人工髖關節全髖臼杯 TRILOGY ACETABULAR SYSTEM CONSTRAINED LINER 56X32MM AS:ZIMMER 6154-56-32	TRILOGY ACETABULAR SYSTEM CONSTRAINED LINER 56X32MM AS:ZIMMER 6154-56-32	在Revision THA手術中，針對股骨有較大骨缺損並且有慣性脫臼的狀況，並未建立一個最佳的治療方式。	如發生感染可能導致治療失敗	本產品是一項重建型植入物而其限制髖臼的活動範圍讓病患減少脫位情況，此重建型植入物的設計，是適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	健保品無法利用產品特姓來減少脫臼之可能	34000	FBHL225775Z1	使用特殊器械和暫時的代替物，可協助寬關節手術的正確性。重要的是這些器械和代替物是經特別設計給這個裝置使用。使用這些器械，可正確切除骨頭，代替物可協助矯正軟組織的平衡及髖關節的正常功能，進而產生良好的結果。
3043	重建型人工髖關節全髖臼杯 TRILOGY ACETABULAR SYSTEM CONSTRAINED LINER 58X32MM AS:ZIMMER 6154-58-32	TRILOGY ACETABULAR SYSTEM CONSTRAINED LINER 58X32MM AS:ZIMMER 6154-58-32	在Revision THA手術中，針對股骨有較大骨缺損並且有慣性脫臼的狀況，並未建立一個最佳的治療方式。	如發生感染可能導致治療失敗	本產品是一項重建型植入物而其限制髖臼的活動範圍讓病患減少脫位情況，此重建型植入物的設計，是適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	健保品無法利用產品特姓來減少脫臼之可能	34000	FBHL225775Z1	使用特殊器械和暫時的代替物，可協助寬關節手術的正確性。重要的是這些器械和代替物是經特別設計給這個裝置使用。使用這些器械，可正確切除骨頭，代替物可協助矯正軟組織的平衡及髖關節的正常功能，進而產生良好的結果。
3044	重建型人工髖關節全髖臼杯 TRILOGY ACETABULAR SYSTEM CONSTRAINED LINER 60X32MM AS:ZIMMER 6154-60-32	TRILOGY ACETABULAR SYSTEM CONSTRAINED LINER 60X32MM AS:ZIMMER 6154-60-32	在Revision THA手術中，針對股骨有較大骨缺損並且有慣性脫臼的狀況，並未建立一個最佳的治療方式。	如發生感染可能導致治療失敗	本產品是一項重建型植入物而其限制髖臼的活動範圍讓病患減少脫位情況，此重建型植入物的設計，是適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	健保品無法利用產品特姓來減少脫臼之可能	34000	FBHL225775Z1	使用特殊器械和暫時的代替物，可協助寬關節手術的正確性。重要的是這些器械和代替物是經特別設計給這個裝置使用。使用這些器械，可正確切除骨頭，代替物可協助矯正軟組織的平衡及髖關節的正常功能，進而產生良好的結果。
3045	重建型人工髖關節全髖臼杯 TRILOGY ACETABULAR SYSTEM CONSTRAINED LINER 62X32MM AS:ZIMMER 6154-62-32	TRILOGY ACETABULAR SYSTEM CONSTRAINED LINER 62X32MM AS:ZIMMER 6154-62-32	在Revision THA手術中，針對股骨有較大骨缺損並且有慣性脫臼的狀況，並未建立一個最佳的治療方式。	如發生感染可能導致治療失敗	本產品是一項重建型植入物而其限制髖臼的活動範圍讓病患減少脫位情況，此重建型植入物的設計，是適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	健保品無法利用產品特姓來減少脫臼之可能	34000	FBHL225775Z1	使用特殊器械和暫時的代替物，可協助寬關節手術的正確性。重要的是這些器械和代替物是經特別設計給這個裝置使用。使用這些器械，可正確切除骨頭，代替物可協助矯正軟組織的平衡及髖關節的正常功能，進而產生良好的結果。

3046	重建型人工髖關節全髖臼杯 TRILOGY ACETABULAR SYSTEM CONSTRAINED LINER 64X32MM AS:ZIMMER 6154-64-32	TRILOGY ACETABULAR SYSTEM CONSTRAINED LINER 64X32MM AS:ZIMMER 6154-64-32	在Revision THA手術中，針對股骨有較大骨缺損並且有慣性脫臼的狀況，並未建立一個最佳的治療方式。	如發生感染可能導致治療失敗	本產品是一項重建型植入物而其限制髖臼的活動範圍讓病患減少脫位情況，此重建型植入物的設計，是適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	健保品無法利用產品特姓來減少脫臼之可能	34000	FBHL225775Z1	使用特殊器械和暫時的代替物，可協助寬關節手術的正確性。重要的是這些器械和代替物是經特別設計結這個裝置使用。使用這些器械，可正確切除骨頭，代替物可協助矯正軟組織的平衡及髖關節的正常功能，進而產生良好的結果。
3047	重建型人工髖關節全髖臼杯 TRILOGY ACETABULAR SYSTEM CONSTRAINED LINER 66X32MM AS:ZIMMER 6154-66-32	TRILOGY ACETABULAR SYSTEM CONSTRAINED LINER 66X32MM AS:ZIMMER 6154-66-32	在Revision THA手術中，針對股骨有較大骨缺損並且有慣性脫臼的狀況，並未建立一個最佳的治療方式。	如發生感染可能導致治療失敗	本產品是一項重建型植入物而其限制髖臼的活動範圍讓病患減少脫位情況，此重建型植入物的設計，是適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	健保品無法利用產品特姓來減少脫臼之可能	34000	FBHL225775Z1	使用特殊器械和暫時的代替物，可協助寬關節手術的正確性。重要的是這些器械和代替物是經特別設計結這個裝置使用。使用這些器械，可正確切除骨頭，代替物可協助矯正軟組織的平衡及髖關節的正常功能，進而產生良好的結果。
3048	重建型人工髖關節全髖臼杯 TRILOGY ACETABULAR SYSTEM CONSTRAINED LINER 68X32MM AS:ZIMMER 6154-68-32	TRILOGY ACETABULAR SYSTEM CONSTRAINED LINER 68X32MM AS:ZIMMER 6154-68-32	在Revision THA手術中，針對股骨有較大骨缺損並且有慣性脫臼的狀況，並未建立一個最佳的治療方式。	如發生感染可能導致治療失敗	本產品是一項重建型植入物而其限制髖臼的活動範圍讓病患減少脫位情況，此重建型植入物的設計，是適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	健保品無法利用產品特姓來減少脫臼之可能	34000	FBHL225775Z1	使用特殊器械和暫時的代替物，可協助寬關節手術的正確性。重要的是這些器械和代替物是經特別設計結這個裝置使用。使用這些器械，可正確切除骨頭，代替物可協助矯正軟組織的平衡及髖關節的正常功能，進而產生良好的結果。
3049	重建型人工髖關節全髖臼杯 TRILOGY ACETABULAR SYSTEM CONSTRAINED LINER 70X32MM AS:ZIMMER 6154-70-32	TRILOGY ACETABULAR SYSTEM CONSTRAINED LINER 70X32MM AS:ZIMMER 6154-70-32	在Revision THA手術中，針對股骨有較大骨缺損並且有慣性脫臼的狀況，並未建立一個最佳的治療方式。	如發生感染可能導致治療失敗	本產品是一項重建型植入物而其限制髖臼的活動範圍讓病患減少脫位情況，此重建型植入物的設計，是適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	健保品無法利用產品特姓來減少脫臼之可能	34000	FBHL225775Z1	使用特殊器械和暫時的代替物，可協助寬關節手術的正確性。重要的是這些器械和代替物是經特別設計結這個裝置使用。使用這些器械，可正確切除骨頭，代替物可協助矯正軟組織的平衡及髖關節的正常功能，進而產生良好的結果。
3050	仿鬆質骨金屬髖臼外杯 TRABECULAR METAL CUP 46MM(CLUSTER-HOLED) AS:ZIMMER 6202-46-22	TRABECULAR METAL CUP 46MM(CLUSTER-HOLED) AS:ZIMMER 6202-46-22	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式。本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	如發生感染可能導致治療失敗	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式。本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	"鉭合金為目前生物適應性最佳的金屬材料, Trebecular Metal Cones 為具有多孔、高磨擦、與彈性係數與骨相近的特性。目前廣泛應用於與骨介面為porous fixation 的介面材料,在臨床應用也具有良好的固定效果。"	68000	FBZ025775001	使用特殊器械和暫時的代替物，可協助寬關節手術的正確性。重要的是這些器械和代替物是經特別設計結這個裝置使用。使用這些器械，可正確切除骨頭，代替物可協助矯正軟組織的平衡及髖關節的正常功能，進而產生良好的結果。
3051	仿鬆質骨金屬髖臼外杯 TRABECULAR METAL CUP 48MM(MULTI-HOLED) AS:ZIMMER 6202-48-20	TRABECULAR METAL CUP 48MM(MULTI-HOLED) AS:ZIMMER 6202-48-20	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式。本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	如發生感染可能導致治療失敗	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式。本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	"鉭合金為目前生物適應性最佳的金屬材料, Trebecular Metal Cones 為具有多孔、高磨擦、與彈性係數與骨相近的特性。目前廣泛應用於與骨介面為porous fixation 的介面材料,在臨床應用也具有良好的固定效果。"	68000	FBZ025775001	使用特殊器械和暫時的代替物，可協助寬關節手術的正確性。重要的是這些器械和代替物是經特別設計結這個裝置使用。使用這些器械，可正確切除骨頭，代替物可協助矯正軟組織的平衡及髖關節的正常功能，進而產生良好的結果。
3052	仿鬆質骨金屬髖臼外杯 TRABECULAR METAL CUP 48MM(CLUSTER-HOLED) AS:ZIMMER 6202-48-22	TRABECULAR METAL CUP 48MM(CLUSTER-HOLED) AS:ZIMMER 6202-48-22	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式。本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	如發生感染可能導致治療失敗	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式。本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	"鉭合金為目前生物適應性最佳的金屬材料, Trebecular Metal Cones 為具有多孔、高磨擦、與彈性係數與骨相近的特性。目前廣泛應用於與骨介面為porous fixation 的介面材料,在臨床應用也具有良好的固定效果。"	68000	FBZ025775001	使用特殊器械和暫時的代替物，可協助寬關節手術的正確性。重要的是這些器械和代替物是經特別設計結這個裝置使用。使用這些器械，可正確切除骨頭，代替物可協助矯正軟組織的平衡及髖關節的正常功能，進而產生良好的結果。
3053	仿鬆質骨金屬髖臼外杯 TRABECULAR METAL CUP 50MM(MULTI-HOLED) AS:ZIMMER 6202-50-20	TRABECULAR METAL CUP 50MM(MULTI-HOLED) AS:ZIMMER 6202-50-20	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式。本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	如發生感染可能導致治療失敗	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式。本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	"鉭合金為目前生物適應性最佳的金屬材料, Trebecular Metal Cones 為具有多孔、高磨擦、與彈性係數與骨相近的特性。目前廣泛應用於與骨介面為porous fixation 的介面材料,在臨床應用也具有良好的固定效果。"	68000	FBZ025775001	使用特殊器械和暫時的代替物，可協助寬關節手術的正確性。重要的是這些器械和代替物是經特別設計結這個裝置使用。使用這些器械，可正確切除骨頭，代替物可協助矯正軟組織的平衡及髖關節的正常功能，進而產生良好的結果。
3054	仿鬆質骨金屬髖臼外杯 TRABECULAR METAL CUP 50MM(CLUSTER-HOLED) AS:ZIMMER 6202-50-22	TRABECULAR METAL CUP 50MM(CLUSTER-HOLED) AS:ZIMMER 6202-50-22	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式。本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	如發生感染可能導致治療失敗	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式。本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	"鉭合金為目前生物適應性最佳的金屬材料, Trebecular Metal Cones 為具有多孔、高磨擦、與彈性係數與骨相近的特性。目前廣泛應用於與骨介面為porous fixation 的介面材料,在臨床應用也具有良好的固定效果。"	68000	FBZ025775001	使用特殊器械和暫時的代替物，可協助寬關節手術的正確性。重要的是這些器械和代替物是經特別設計結這個裝置使用。使用這些器械，可正確切除骨頭，代替物可協助矯正軟組織的平衡及髖關節的正常功能，進而產生良好的結果。
3055	仿鬆質骨金屬髖臼外杯 TRABECULAR METAL CUP 52MM(MULTI-HOLED) AS:ZIMMER 6202-52-20	TRABECULAR METAL CUP 52MM(MULTI-HOLED) AS:ZIMMER 6202-52-20	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式。本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	如發生感染可能導致治療失敗	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式。本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	"鉭合金為目前生物適應性最佳的金屬材料, Trebecular Metal Cones 為具有多孔、高磨擦、與彈性係數與骨相近的特性。目前廣泛應用於與骨介面為porous fixation 的介面材料,在臨床應用也具有良好的固定效果。"	68000	FBZ025775001	使用特殊器械和暫時的代替物，可協助寬關節手術的正確性。重要的是這些器械和代替物是經特別設計結這個裝置使用。使用這些器械，可正確切除骨頭，代替物可協助矯正軟組織的平衡及髖關節的正常功能，進而產生良好的結果。
3056	仿鬆質骨金屬髖臼外杯 TRABECULAR METAL CUP 52MM(CLUSTER-HOLED) AS:ZIMMER 6202-52-22	TRABECULAR METAL CUP 52MM(CLUSTER-HOLED) AS:ZIMMER 6202-52-22	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式。本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	如發生感染可能導致治療失敗	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式。本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	"鉭合金為目前生物適應性最佳的金屬材料, Trebecular Metal Cones 為具有多孔、高磨擦、與彈性係數與骨相近的特性。目前廣泛應用於與骨介面為porous fixation 的介面材料,在臨床應用也具有良好的固定效果。"	68000	FBZ025775001	使用特殊器械和暫時的代替物，可協助寬關節手術的正確性。重要的是這些器械和代替物是經特別設計結這個裝置使用。使用這些器械，可正確切除骨頭，代替物可協助矯正軟組織的平衡及髖關節的正常功能，進而產生良好的結果。
3057	仿鬆質骨金屬髖臼外杯 TRABECULAR METAL CUP 54MM(MULTI-HOLED) AS:ZIMMER 6202-54-20	TRABECULAR METAL CUP 54MM(MULTI-HOLED) AS:ZIMMER 6202-54-20	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式。本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	如發生感染可能導致治療失敗	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式。本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	"鉭合金為目前生物適應性最佳的金屬材料, Trebecular Metal Cones 為具有多孔、高磨擦、與彈性係數與骨相近的特性。目前廣泛應用於與骨介面為porous fixation 的介面材料,在臨床應用也具有良好的固定效果。"	68000	FBZ025775001	使用特殊器械和暫時的代替物，可協助寬關節手術的正確性。重要的是這些器械和代替物是經特別設計結這個裝置使用。使用這些器械，可正確切除骨頭，代替物可協助矯正軟組織的平衡及髖關節的正常功能，進而產生良好的結果。

3058	仿鬆質骨金屬髖臼外杯 TRABECULAR METAL CUP 54MM(CLUSTER-HOLED) AS:ZIMMER 6202-54-22	TRABECULAR METAL CUP 54MM(CLUSTER-HOLED) AS:ZIMMER 6202-54-22	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式，本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	如發生感染可能導致治療失敗	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式，本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	"鉭合金為目前生物適應性最佳的金屬材料,Trebecular Metal Cones 為具有多孔、高磨擦、與彈性係數與骨相近的特性，目前廣泛應用於與骨介面為porous fixation 的介面材料,在臨床應用也具有良好的固定效果。"	68000	FBZ025775001	使用特殊器械和暫時的代替物，可協助寬關節手術的正確性。重要的是這些器械和代替物是經特別設計結這個裝置使用，使用這些器械，可正確切除骨頭，代替物可協助矯正軟組織的平衡及髖關節的正常功能，進而產生良好的結果。
3059	仿鬆質骨金屬髖臼外杯 TRABECULAR METAL CUP 56MM(MULTI-HOLED) AS:ZIMMER 6202-56-20	TRABECULAR METAL CUP 56MM(MULTI-HOLED) AS:ZIMMER 6202-56-20	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式，本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	如發生感染可能導致治療失敗	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式，本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	"鉭合金為目前生物適應性最佳的金屬材料,Trebecular Metal Cones 為具有多孔、高磨擦、與彈性係數與骨相近的特性，目前廣泛應用於與骨介面為porous fixation 的介面材料,在臨床應用也具有良好的固定效果。"	68000	FBZ025775001	使用特殊器械和暫時的代替物，可協助寬關節手術的正確性。重要的是這些器械和代替物是經特別設計結這個裝置使用，使用這些器械，可正確切除骨頭，代替物可協助矯正軟組織的平衡及髖關節的正常功能，進而產生良好的結果。
3060	仿鬆質骨金屬髖臼外杯 TRABECULAR METAL CUP 56MM(CLUSTER-HOLED) AS:ZIMMER 6202-56-22	TRABECULAR METAL CUP 56MM(CLUSTER-HOLED) AS:ZIMMER 6202-56-22	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式，本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	如發生感染可能導致治療失敗	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式，本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	"鉭合金為目前生物適應性最佳的金屬材料,Trebecular Metal Cones 為具有多孔、高磨擦、與彈性係數與骨相近的特性，目前廣泛應用於與骨介面為porous fixation 的介面材料,在臨床應用也具有良好的固定效果。"	68000	FBZ025775001	使用特殊器械和暫時的代替物，可協助寬關節手術的正確性。重要的是這些器械和代替物是經特別設計結這個裝置使用，使用這些器械，可正確切除骨頭，代替物可協助矯正軟組織的平衡及髖關節的正常功能，進而產生良好的結果。
3061	仿鬆質骨金屬髖臼外杯 TRABECULAR METAL CUP 58MM(MULTI-HOLED) AS:ZIMMER 6202-58-20	TRABECULAR METAL CUP 58MM(MULTI-HOLED) AS:ZIMMER 6202-58-20	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式，本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	如發生感染可能導致治療失敗	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式，本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	"鉭合金為目前生物適應性最佳的金屬材料,Trebecular Metal Cones 為具有多孔、高磨擦、與彈性係數與骨相近的特性，目前廣泛應用於與骨介面為porous fixation 的介面材料,在臨床應用也具有良好的固定效果。"	68000	FBZ025775001	使用特殊器械和暫時的代替物，可協助寬關節手術的正確性。重要的是這些器械和代替物是經特別設計結這個裝置使用，使用這些器械，可正確切除骨頭，代替物可協助矯正軟組織的平衡及髖關節的正常功能，進而產生良好的結果。
3062	仿鬆質骨金屬髖臼外杯 TRABECULAR METAL CUP 58MM(CLUSTER-HOLED) AS:ZIMMER 6202-58-22	TRABECULAR METAL CUP 58MM(CLUSTER-HOLED) AS:ZIMMER 6202-58-22	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式，本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	如發生感染可能導致治療失敗	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式，本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	"鉭合金為目前生物適應性最佳的金屬材料,Trebecular Metal Cones 為具有多孔、高磨擦、與彈性係數與骨相近的特性，目前廣泛應用於與骨介面為porous fixation 的介面材料,在臨床應用也具有良好的固定效果。"	68000	FBZ025775001	使用特殊器械和暫時的代替物，可協助寬關節手術的正確性。重要的是這些器械和代替物是經特別設計結這個裝置使用，使用這些器械，可正確切除骨頭，代替物可協助矯正軟組織的平衡及髖關節的正常功能，進而產生良好的結果。
3063	仿鬆質骨金屬髖臼外杯 TRABECULAR METAL CUP 60MM(MULTI-HOLED) AS:ZIMMER 6202-60-20	TRABECULAR METAL CUP 60MM(MULTI-HOLED) AS:ZIMMER 6202-60-20	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式，本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	如發生感染可能導致治療失敗	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式，本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	"鉭合金為目前生物適應性最佳的金屬材料,Trebecular Metal Cones 為具有多孔、高磨擦、與彈性係數與骨相近的特性，目前廣泛應用於與骨介面為porous fixation 的介面材料,在臨床應用也具有良好的固定效果。"	68000	FBZ025775001	使用特殊器械和暫時的代替物，可協助寬關節手術的正確性。重要的是這些器械和代替物是經特別設計結這個裝置使用，使用這些器械，可正確切除骨頭，代替物可協助矯正軟組織的平衡及髖關節的正常功能，進而產生良好的結果。
3064	仿鬆質骨金屬髖臼外杯 TRABECULAR METAL CUP 60MM(CLUSTER-HOLED) AS:ZIMMER 6202-60-22	TRABECULAR METAL CUP 60MM(CLUSTER-HOLED) AS:ZIMMER 6202-60-22	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式，本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	如發生感染可能導致治療失敗	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式，本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	"鉭合金為目前生物適應性最佳的金屬材料,Trebecular Metal Cones 為具有多孔、高磨擦、與彈性係數與骨相近的特性，目前廣泛應用於與骨介面為porous fixation 的介面材料,在臨床應用也具有良好的固定效果。"	68000	FBZ025775001	使用特殊器械和暫時的代替物，可協助寬關節手術的正確性。重要的是這些器械和代替物是經特別設計結這個裝置使用，使用這些器械，可正確切除骨頭，代替物可協助矯正軟組織的平衡及髖關節的正常功能，進而產生良好的結果。
3065	仿鬆質骨金屬髖臼外杯 TRABECULAR METAL CUP 62MM(MULTI-HOLED) AS:ZIMMER 6202-62-20	TRABECULAR METAL CUP 62MM(MULTI-HOLED) AS:ZIMMER 6202-62-20	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式，本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	如發生感染可能導致治療失敗	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式，本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	"鉭合金為目前生物適應性最佳的金屬材料,Trebecular Metal Cones 為具有多孔、高磨擦、與彈性係數與骨相近的特性，目前廣泛應用於與骨介面為porous fixation 的介面材料,在臨床應用也具有良好的固定效果。"	68000	FBZ025775001	使用特殊器械和暫時的代替物，可協助寬關節手術的正確性。重要的是這些器械和代替物是經特別設計結這個裝置使用，使用這些器械，可正確切除骨頭，代替物可協助矯正軟組織的平衡及髖關節的正常功能，進而產生良好的結果。
3066	仿鬆質骨金屬髖臼外杯 TRABECULAR METAL CUP 62MM(CLUSTER-HOLED) AS:ZIMMER 6202-62-22	TRABECULAR METAL CUP 62MM(CLUSTER-HOLED) AS:ZIMMER 6202-62-22	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式，本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	如發生感染可能導致治療失敗	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式，本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	"鉭合金為目前生物適應性最佳的金屬材料,Trebecular Metal Cones 為具有多孔、高磨擦、與彈性係數與骨相近的特性，目前廣泛應用於與骨介面為porous fixation 的介面材料,在臨床應用也具有良好的固定效果。"	68000	FBZ025775001	使用特殊器械和暫時的代替物，可協助寬關節手術的正確性。重要的是這些器械和代替物是經特別設計結這個裝置使用，使用這些器械，可正確切除骨頭，代替物可協助矯正軟組織的平衡及髖關節的正常功能，進而產生良好的結果。
3067	仿鬆質骨金屬髖臼外杯 TRABECULAR METAL CUP 64MM(MULTI-HOLED) AS:ZIMMER 6202-64-20	TRABECULAR METAL CUP 64MM(MULTI-HOLED) AS:ZIMMER 6202-64-20	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式，本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	如發生感染可能導致治療失敗	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式，本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	"鉭合金為目前生物適應性最佳的金屬材料,Trebecular Metal Cones 為具有多孔、高磨擦、與彈性係數與骨相近的特性，目前廣泛應用於與骨介面為porous fixation 的介面材料,在臨床應用也具有良好的固定效果。"	68000	FBZ025775001	使用特殊器械和暫時的代替物，可協助寬關節手術的正確性。重要的是這些器械和代替物是經特別設計結這個裝置使用，使用這些器械，可正確切除骨頭，代替物可協助矯正軟組織的平衡及髖關節的正常功能，進而產生良好的結果。
3068	仿鬆質骨金屬髖臼外杯 TRABECULAR METAL CUP 64MM(CLUSTER-HOLED) AS:ZIMMER 6202-64-22	TRABECULAR METAL CUP 64MM(CLUSTER-HOLED) AS:ZIMMER 6202-64-22	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式，本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	如發生感染可能導致治療失敗	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式，本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	"鉭合金為目前生物適應性最佳的金屬材料,Trebecular Metal Cones 為具有多孔、高磨擦、與彈性係數與骨相近的特性，目前廣泛應用於與骨介面為porous fixation 的介面材料,在臨床應用也具有良好的固定效果。"	68000	FBZ025775001	使用特殊器械和暫時的代替物，可協助寬關節手術的正確性。重要的是這些器械和代替物是經特別設計結這個裝置使用，使用這些器械，可正確切除骨頭，代替物可協助矯正軟組織的平衡及髖關節的正常功能，進而產生良好的結果。
3069	仿鬆質骨金屬髖臼外杯 TRABECULAR METAL CUP 66MM(MULTI-HOLED) AS:ZIMMER 6202-66-20	TRABECULAR METAL CUP 66MM(MULTI-HOLED) AS:ZIMMER 6202-66-20	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式，本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	如發生感染可能導致治療失敗	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式，本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?端圓錐組件(Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	"鉭合金為目前生物適應性最佳的金屬材料,Trebecular Metal Cones 為具有多孔、高磨擦、與彈性係數與骨相近的特性，目前廣泛應用於與骨介面為porous fixation 的介面材料,在臨床應用也具有良好的固定效果。"	68000	FBZ025775001	使用特殊器械和暫時的代替物，可協助寬關節手術的正確性。重要的是這些器械和代替物是經特別設計結這個裝置使用，使用這些器械，可正確切除骨頭，代替物可協助矯正軟組織的平衡及髖關節的正常功能，進而產生良好的結果。

3070	仿鬆質骨金屬髖臼外杯 TRABECULAR METAL CUP 68MM(MULTI-HOLED) AS:ZIMMER 6202-68-20	TRABECULAR METAL CUP 68MM(MULTI-HOLED) AS:ZIMMER 6202-68-20	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式。本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?鈦圓錐組件 (Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	如發生感染可能導致治療失敗	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式。本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?鈦圓錐組件 (Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	"鉭合金為目前生物適應性最佳的金屬材料, Trebecular Metal Cones 為具有多孔、高摩擦、與彈性係數與骨相近的特性。目前廣泛應用於與骨介面為porous fixation 的介面材料,在臨床應用也具有良好的固定效果。"	68000	FBZ025775001	使用特殊器械和暫時的代替物，可協助寬關節手術的正確性。重要的是這些器械和代替物是經特別設計給這個裝置使用。使用這些器械，可正確切除骨頭，代替物可協助矯正軟組織的平衡及髖關節的正常功能，進而產生良好的結果。
3071	仿鬆質骨金屬髖臼外杯 TRABECULAR METAL CUP 70MM(MULTI-HOLED) AS:ZIMMER 6202-70-20	TRABECULAR METAL CUP 70MM(MULTI-HOLED) AS:ZIMMER 6202-70-20	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式。本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?鈦圓錐組件 (Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	如發生感染可能導致治療失敗	在Revision THA手術中，針對髖臼有較大骨缺損的狀況，目前並未建立最佳的治療方式。本研究係針對一項獨特的重建型植入物- 多孔絕幹?鈦圓錐組件 (Porous Tantalum Metaphyseal Cones)，此重建型植入物的設計，適用於THA手術後，一旦有嚴重髖臼骨缺損時的替代治療方案	"鉭合金為目前生物適應性最佳的金屬材料, Trebecular Metal Cones 為具有多孔、高摩擦、與彈性係數與骨相近的特性。目前廣泛應用於與骨介面為porous fixation 的介面材料,在臨床應用也具有良好的固定效果。"	68000	FBZ025775001	使用特殊器械和暫時的代替物，可協助寬關節手術的正確性。重要的是這些器械和代替物是經特別設計給這個裝置使用。使用這些器械，可正確切除骨頭，代替物可協助矯正軟組織的平衡及髖關節的正常功能，進而產生良好的結果。
3072	髂動脈血管分支支架暨輸送導引系統 ZENITH BRANCH ENDOVASCULAR GRAFT-LLIAC BIF. INTRODUCTION SYSTEM AS:COOK ZBIS-10-45-41	BRANCH ENDOVASCULAR GRAFT-LLIAC BIF. WITH H&L-B ONE-SHOT INTRODUCTION SYSTEM 20FR 10X45X41MM AS:COOK ZBIS-10-45-41	"患髂主動脈或髂動脈瘤、髂總動脈內未端密封部位不足，但適合做血管內修復者,並可提升生活品質"	因使用腔內導管裝治療，可能發生血管壁受損、血栓、動脈瘤變大、動脈瘤破裂、水腫、內漏等副作用。	由不銹鋼支架以及聚丙烯及聚酯纖維縫線製成，需配合同廠牌之腹主動脈瘤支架暨輸送導引系統使用。	"用於罹患髂動脈瘤患者,能保留內髂動脈,讓生活品質更佳"	113000	CBC03ZBS01CK	依衛生署仿單規範置放支架
3073	貝拉雷射系統專用光纖(VELA XL雷射儀專用) VELA LASER SYSTEM FIBER 600UM(FOR VELA XL LASER) AS:STARMEDTEC	VELA LASER SYSTEM FIBER 600UM(FOR VELA XL LASER) AS:STARMEDTEC	用於攝護腺肥大、尿路狹窄及尿路腫瘤手術	無	其設計之輸出1900nm波長雷射，能與水分充分反應進而執行汽化及切割軟組織，執行效率是其他雷射之3~5倍以上。具備全球唯一可調整熱效應深度之專利Cool Cut低溫切割功能，除了治療攝護腺肥大，對於尿路腫瘤汽化切割及尿路狹窄切割亦可達到優良的效果。	病人術後恢復較快，術中出血狀況極少，又安全	125500	S2021166	應由泌尿科專科醫師操作執行治療
3074	綠光二極體固體雷射手術光纖 GREENLIGHT MOXY FIBER OPTIC AS：AMS 10-2400	GREENLIGHT MOXY FIBER OPTIC AS：AMS 10-2400	用於切除、凝固軟組織，搭配內視鏡施行雷射經尿道攝護腺切除術。	無	綠光雷射係以532nm光波雷射採側向擊發經組織內血紅素傳導作用於攝護腺組織並以汽化方式清除，安全性高、出血少	與傳統電刀切除方式相較，綠光鐳射有高安全性、低出血及術後病患恢復快，術後照護成本低之明顯差異。	132000	S2022964	1.如傳統內視鏡治療一樣 ,雷射治療術後可能的不良反應如發燒 、寒冷 、敗血症、水腫及出血等。
3075	愛康膚銀抗菌親水性纖維敷料 10X10CM AS:CONVATEC 413567	AQUACEL AG+ DRESSING 10X10CM AS:CONVATEC 413567	此敷料為目前唯一可以對抗生物膜的人工敷料,並取得FDA核准,對於院內感染常見菌種MRSA, Pseudomonas 感染之傷口提供優異療效,唯目前尚未取得健保給付(審查中繳品項)所以得收取自費	"本敷料禁用於對銀、瑛甲基纖維素鈉、乙二胺四乙酸鈉鹽或?索氯銨過敏或曾發生過敏反應者的人士。 BeCl並非豬或人類皮膚的致敏物，在低濃度使用時(0.1%)，僅可能產生極其輕微的刺激。 "	此敷料為目前唯一可以對抗生物膜的人工敷料,並取得FDA核准,對於院內感染常見菌種MRSA, Pseudomonas 感染之傷口提供優異療效,唯目前尚未取得健保給付(審查中繳品項)所以得收取自費	此敷料為目前唯一可以對抗生物膜的人工敷料,並取得FDA核准,對於院內感染常見菌種MRSA, Pseudomonas 感染之傷口提供優異療效	430	WWZ026660002	無
3076	愛康膚銀抗菌親水性纖維敷料 15X15CM AS:CONVATEC 413568	AQUACEL AG+ DRESSING 15X15CM AS:CONVATEC 413568	此敷料為目前唯一可以對抗生物膜的人工敷料,並取得FDA核准,對於院內感染常見菌種MRSA, Pseudomonas 感染之傷口提供優異療效,唯目前尚未取得健保給付(審查中繳品項)所以得收取自費	"本敷料禁用於對銀、瑛甲基纖維素鈉、乙二胺四乙酸鈉鹽或?索氯銨過敏或曾發生過敏反應者的人士。 BeCl並非豬或人類皮膚的致敏物，在低濃度使用時(0.1%)，僅可能產生極其輕微的刺激。 "	此敷料為目前唯一可以對抗生物膜的人工敷料,並取得FDA核准,對於院內感染常見菌種MRSA, Pseudomonas 感染之傷口提供優異療效,唯目前尚未取得健保給付(審查中繳品項)所以得收取自費	此敷料為目前唯一可以對抗生物膜的人工敷料,並取得FDA核准,對於院內感染常見菌種MRSA, Pseudomonas 感染之傷口提供優異療效	760	WWZ026660003	無
3077	愛康膚銀抗菌親水性纖維敷料 20X30CM AS:CONVATEC 413569	AQUACEL AG+ DRESSING 20X30CM AS:CONVATEC 413569	此敷料為目前唯一可以對抗生物膜的人工敷料,並取得FDA核准,對於院內感染常見菌種MRSA, Pseudomonas 感染之傷口提供優異療效,唯目前尚未取得健保給付(審查中繳品項)所以得收取自費	"本敷料禁用於對銀、瑛甲基纖維素鈉、乙二胺四乙酸鈉鹽或?索氯銨過敏或曾發生過敏反應者的人士。 BeCl並非豬或人類皮膚的致敏物，在低濃度使用時(0.1%)，僅可能產生極其輕微的刺激。 "	此敷料為目前唯一可以對抗生物膜的人工敷料,並取得FDA核准,對於院內感染常見菌種MRSA, Pseudomonas 感染之傷口提供優異療效,唯目前尚未取得健保給付(審查中繳品項)所以得收取自費	此敷料為目前唯一可以對抗生物膜的人工敷料,並取得FDA核准,對於院內感染常見菌種MRSA, Pseudomonas 感染之傷口提供優異療效	1730	WWZ026660004	無
3078	多點螺旋腎交感神經阻斷導管 SYMPLICITY SPYRAL MULTI ELECTRODE RENAL DENERVATIONCATHETER 117CM AS:MEDTRONIC RDN016	SYMPLICITY SPYRAL MULTI ELECTRODE RENAL DENERVATION CATHETER 117CM AS:MEDTRONIC RDN016	針對血壓控制不良病患,提供新的治療選擇,經由腎動脈壁傳遞低射頻能量而阻斷腎臟交感神經以利降低血壓	所有介入治療風險:如心律失常/血栓形成或栓塞 腎動脈壁傳遞低射頻能量而阻斷腎臟交感神經以利降低血壓	比起傳統電燒,新式腎動脈電燒可一次多點燒灼(一次4點),大大降低手術耗費時間,對藥物治療失效及其他治療均成效不彰的高血壓患者提供了另一治療選擇	此品項主要針對傳統治療(如藥物治療)皆難以控制的高血壓病患提供一新的治療選擇,無同類型健保品可比較	145000	S8028712	請避免在直徑小於3mm直徑大於8mm的動脈中進行治療;可植入的節律器和可植入的心律整流器/去顫器ICD可能受到射頻消融的干擾,在射頻消融的過程中,請考慮停用ICD消融過程中請備妥臨時的體外節律及去顫裝置,並於消融後全面分析植入裝置的功能
3079	泰若普肌腱固定懸吊鈕 TIGHT-ROPE ABS BUTTON ROUND 14MM AS:ARTHREX AR-1588TB-1	TIGHT-ROPE ABS BUTTON ROUND 14MM AS:ARTHREX AR-1588TB-1	用於十字韌帶修復/重建	1.植入物感染風險2.對植入物的材料過敏或有其他的反應	1. ACL Tightrope可使得韌帶固定術變得更加快速，簡單和安全。2. ACL Tightrope允許外科醫生可自由調整線環長度。不再需要於術中計算選擇線環長度。3. 本特材可選擇性搭配All-inside 技術，傷口較小，文獻探討此種技術初步追蹤為良好結果。	無	26600	FBZ020077002	1.術後需遵照醫師的指示，嚴格執行並保護傷處。2.術後需定期檢查追蹤3.潛在風險包含：感染；過敏或有其他反應
3080	泰若普肌腱固定懸吊鈕 ACL TIGHT-ROPE RT SYNDESMOSIS REPAIR AS:ARTHREX AR-1588RT	ACL TIGHT-ROPE RT SYNDESMOSIS REPAIR AS:ARTHREX AR-1588RT	用於十字韌帶修復/重建	1.植入物感染風險2.對植入物的材料過敏或有其他的反應	1. ACL Tightrope可使得韌帶固定術變得更加快速，簡單和安全。2. ACL Tightrope允許外科醫生可自由調整線環長度。不再需要於術中計算選擇線環長度。3. 本特材可選擇性搭配All-inside 技術，傷口較小，文獻探討此種技術初步追蹤為良好結果。	無	26600	FBZ020077002	1.術後需遵照醫師的指示，嚴格執行並保護傷處。2.術後需定期檢查追蹤3.潛在風險包含：感染；過敏或有其他反應
3081	多孔鉭金屬錐體替代系統 45MM 11X14 VBR-21 DEVICE AS:ZIMMER 06-131-10452	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 45MM 11X14 VBR-21 DEVICE AS:ZIMMER 06-131-10452	高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比健保給付聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨.材質擁有高摩擦係數.	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可.植入物本身對人體無副作用.	高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。材質軟硬度比聚醚醚酮(PEEK)椎間融合器更接近人體海綿骨. 材質擁有高摩擦係數	骨生長能力極佳，骨頭可以長進融合器本身，提供更大範圍的融合面積。可達成早期骨融合效果，讓病人在更短時間內回復。軟硬度接近人體骨頭，減少融合器術後的下沉 (subsidence) 問題。高摩擦係數表面可增加融合器的穩定度，減少術後 cage migration 問題。增加植入物安全性。	153000	FBZ018297006	本產品為原裝無菌包裝.最禁開封後重新消毒二次使用.
3082	思達飛外科用可吸收傷口吻合裝置 2 24X24CM TAPER 1/2CIRCLE 36MM AS:ETHICON SXPD2B402	STRATAFIX SPIRAL PDO KNOTLESS TISSUE CONTROL DEVICE 2 24X24CM TAPER 1/2CIRCLE36MM AS:ETHICON SXPD2B402	適用於使用可吸收縫線的軟組織縫合。	無	本產品採用帶倒刺的縫合材料製成，一端連有手術縫針，另一段則有一個環，或兩端連有手術縫針。由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	1500	SAY026490001	無
3083	思達飛外科用可吸收傷口吻合裝置 0 24X24CM TAPER 1/2CIRCLE 36MM AS:ETHICON SXPD2B408	STRATAFIX SPIRAL PDO KNOTLESS TISSUE CONTROL DEVICE 0 24X24CM TAPER 1/2CIRCLE36MM AS:ETHICON SXPD2B408	適用於使用可吸收縫線的軟組織縫合。	無	本產品採用帶倒刺的縫合材料製成，一端連有手術縫針，另一段則有一個環，或兩端連有手術縫針。由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	1500	SAY026490001	無
3084	思達飛外科用可吸收傷口吻合裝置 1 14X14CM TAPER 1/2CIRCLE 36MM AS:ETHICON SXPD2B409	STRATAFIX SPIRAL PDO KNOTLESS TISSUE CONTROL DEVICE 1 14X14CM TAPER 1/2CIRCLE36MM AS:ETHICON SXPD2B409	適用於使用可吸收縫線的軟組織縫合。	無	本產品採用帶倒刺的縫合材料製成，一端連有手術縫針，另一段則有一個環，或兩端連有手術縫針。由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	1500	SAY026490001	無
3085	思達飛外科用可吸收傷口吻合裝置 1 24X24CM TAPER 1/2CIRCLE 36MM AS:ETHICON SXPD2B410	STRATAFIX SPIRAL PDO KNOTLESS TISSUE CONTROL DEVICE 1 24X24CM TAPER 1/2CIRCLE36MM AS:ETHICON SXPD2B410	適用於使用可吸收縫線的軟組織縫合。	無	本產品採用帶倒刺的縫合材料製成，一端連有手術縫針，另一段則有一個環，或兩端連有手術縫針。由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	1500	SAY026490001	無

3086	思達飛外科用可吸收傷口吻合裝置 0 14X14CM TAPER 1/2CIRCLE 26MM AS:ETHICON SXPD2B414	STRATAFIX SPIRAL PDO KNOTLESS TISSUE CONTROL DEVICE 0 14X14CM TAPER 1/2CIRCLE26MM AS:ETHICON SXPD2B414	適用於使用可吸收縫線的軟組織縫合。	無	本產品採用帶倒刺的縫合材料製成，一端連有手術縫針，另一段則有一個環，或兩端連有手術縫針。由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	1500	SAY026490001	無
3087	思達飛外科用可吸收傷口吻合裝置 2-0 14X14CM DIAMOND 3/8CIRCLE 26MM AS:ETHICON SXPD2B417	STRATAFIX SPIRAL PDO KNOTLESS TISSUE CONTROL DEVICE 2-0 14X14CM DIAMOND 3/8CIRCLE 26MM AS:ETHICON SXPD2B417	適用於使用可吸收縫線的軟組織縫合。	無	本產品採用帶倒刺的縫合材料製成，一端連有手術縫針，另一段則有一個環，或兩端連有手術縫針。由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	1500	SAY026490001	無
3088	思達飛外科用可吸收傷口吻合裝置 2-0 24X24CM DIAMOND 3/8CIRCLE 26MM AS:ETHICON SXPD2B419	STRATAFIX SPIRAL PDO KNOTLESS TISSUE CONTROL DEVICE 2-0 24X24CM DIAMOND 3/8CIRCLE 26MM AS:ETHICON SXPD2B419	適用於使用可吸收縫線的軟組織縫合。	無	本產品採用帶倒刺的縫合材料製成，一端連有手術縫針，另一段則有一個環，或兩端連有手術縫針。由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	1500	SAY026490001	無
3089	思達飛外科用可吸收傷口吻合裝置 0 30CM TAPER 1/2CIRCLE 36MM AS:ETHICON SXPD1B401	STRATAFIX SPIRAL PDO KNOTLESS TISSUE CONTROL DEVICE 0 30CM TAPER 1/2CIRCLE 36MM AS:ETHICON SXPD1B401	適用於使用可吸收縫線的軟組織縫合。	無	本產品採用帶倒刺的縫合材料製成，一端連有手術縫針，另一段則有一個環，或兩端連有手術縫針。由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	1500	SAY026490002	無
3090	利菁縫線固定錨釘 5.5MM PEEK ZIP ANCHOR WITH 2 STRANDS ＃2 FORCE FIBER AS:STRYKER 3910-200-035	5.5MM PEEK ZIP ANCHOR WITH 2 STRANDS ＃2 FORCE FIBER AS:STRYKER 3910-200-035	本產品採用PEEK材質的植入物，用於骨骼中固定縫線，將軟組之牢固地固定到骨頭上，適用於肩關節旋轉肌肉群修補手術使用	可能出現縫線或錨釘斷裂情況	此款錨釘為內部中空設計，除不需額外使用工具擴孔，可字深鑽刀，也因中空設計可增加癒合速度。	採用PEEK材質，硬度跟彈性係數與骨頭相近，不會有金屬過敏反應	22500	FBZ026601001	本產品採無菌包裝，不可重新滅菌
3091	利菁縫線固定錨釘 6.5MM PEEK ZIP ANCHOR WITH 2 STRANDS ＃2 FORCE FIBER AS:STRYKER 3910-200-075	6.5MM PEEK ZIP ANCHOR WITH 2 STRANDS ＃2 FORCE FIBER AS:STRYKER 3910-200-075	本產品採用PEEK材質的植入物，用於骨骼中固定縫線，將軟組之牢固地固定到骨頭上，適用於肩關節旋轉肌肉群修補手術使用	可能出現縫線或錨釘斷裂情況	此款錨釘為內部中空設計，除不需額外使用工具擴孔，可字深鑽刀，也因中空設計可增加癒合速度。	採用PEEK材質，硬度跟彈性係數與骨頭相近，不會有金屬過敏反應	22500	FBZ026601001	本產品採無菌包裝，不可重新滅菌
3092	富骨定骨骼填充物 FORMASETIN BONE VOID FILLER 5G AS:MAXIGEN FS-005	FORMASETIN BONE VOID FILLER 5G AS:MAXIGEN FS-005	本產品為一注射式人工代用骨，可直接置入或以注射方式填補骨缺損處，具良好操作性及可塑性，填入後會逐漸硬化，與骨組織密合度良好。	正如任何骨填補手術過程，手術傷口可能引起併發症，包括：血腫、水腫、腫脹、體液聚積、組織萎縮、感染及其他可能的手術併發症。	本產品為一高強度注射式人工骨，具有優異的臨床操作性及可塑性，可直接填入或以注射方式填補於骨空隙或骨缺損中，填入後會逐漸硬化，於硬化過程中放熱溫度低，不傷週邊組織，與骨骼組織密合度良好。	目前健保給付之人工代用骨皆為顆粒型態，本產品為一注射式人工代用骨，可直接置入或以注射方式填補骨缺損處，具良好操作性及可塑性，填入後會逐漸硬化，與骨組織密合度良好。	45000	FBZ004240002	1. 使用前請確認有效期限，請勿使用已超過有效期限之產品。2. 請勿使用包裝有破損之產品，因無法確保該產品為無菌狀態。3. 產品限一次使用，不可再次滅菌或重複使用。
3093	愛導管(溫度調節系統用) 9.3FX38CM INFUSION LUMENS 3 BALLON NUMBER:3 AS:ZOLL IC3893AE	ICY CATHETER(THERMOGARD XP INTRAVASCULARTEMPERATURE MANAGEMENT SYSREM) 9.3FX38CM AS:ZOLL IC3893AE	心跳停止病人恢復心跳後的體內降溫。保護腦部細胞減少與縮小梗塞面積與心肌壞死。惡性發燒、創傷、器官移植等的改善	低溫治療過程中應注意病人體內平衡。心率異常，凝血功能，肺功能與免疫功能降低，血液PH值改變	血管內溫度調節為目前溫度控制最精準方式，有降溫、升溫與發燒控制三種模式可供選擇。目標溫度維持誤差值為±0.2℃。病患發抖率低。4%併發症少。病患選擇沒有限制可減少74%護理工作量，設定目標溫度後全程自動化	健保目前沒有類似產品給付項目	45000	TFTMCC38938Z	使用愛導管組只能自股靜脈置入 切勿將導管置於右心房或右心室。導管一旦自病人體內移出切勿再次插入。
3094	後腳融合釘內釘 左 HINDFOOT FUSION NAIL L 10X160MM AS：SMITH & NEPHEW 71701016L	HINDFOOT FUSION NAIL L 10X160MM AS：SMITH & NEPHEW 71701016L	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整. "	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213001	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3095	後腳融合釘內釘 右 HINDFOOT FUSION NAIL R 10X160MM AS：SMITH & NEPHEW 71701016R	HINDFOOT FUSION NAIL R 10X160MM AS：SMITH & NEPHEW 71701016R	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整. "	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213001	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3096	後腳融合釘內釘 左 HINDFOOT FUSION NAIL L 10X200MM AS：SMITH & NEPHEW 71701020L	HINDFOOT FUSION NAIL L 10X200MM AS：SMITH & NEPHEW 71701020L	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整. "	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213001	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3097	後腳融合釘內釘 右 HINDFOOT FUSION NAIL R 10X200MM AS：SMITH & NEPHEW 71701020R	HINDFOOT FUSION NAIL R 10X200MM AS：SMITH & NEPHEW 71701020R	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整. "	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213001	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3098	股骨逆行釘內釘 META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 10MMX32CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3032	META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 10MMX32CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3032	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整 "	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-5隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213002	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3099	股骨逆行釘內釘 META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 10MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3034	META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 10MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3034	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整 "	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-5隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213002	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3100	股骨逆行釘內釘 META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 10MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3036	META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 10MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3036	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-5隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213002	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3101	股骨逆行釘內釘 META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 10MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3038	META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 10MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3038	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-5隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213002	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3102	股骨逆行釘內釘 META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 10MMX42CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3042	META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 10MMX42CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3042	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-5隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213002	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"

3103	股骨逆行釘內釘 META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 11.5MMX30CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3230	META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 11.5MMX30CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3230	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-5隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213002	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3104	股骨逆行釘內釘 META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 11.5MMX32CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3232	META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 11.5MMX32CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3232	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-5隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213002	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3105	股骨逆行釘內釘 META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 11.5MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3234	META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 11.5MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3234	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-5隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213002	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3106	股骨逆行釘內釘 META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 11.5MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3238	META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 11.5MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3238	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-5隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213002	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3107	股骨逆行釘內釘 META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 11.5MMX40CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3240	META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 11.5MMX40CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3240	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-5隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213002	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3108	股骨逆行釘內釘 META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 11.5MMX42CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3242	META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 11.5MMX42CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3242	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-5隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213002	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3109	經骨順行釘內釘 META-NAIL TIBIAL 8.5MMX24CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5024	META-NAIL TIBIAL 8.5MMX24CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5024	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-6隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213003	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3110	經骨順行釘內釘 META-NAIL TIBIAL 8.5MMX28CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5028	META-NAIL TIBIAL 8.5MMX28CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5028	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-6隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213003	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3111	經骨順行釘內釘 META-NAIL TIBIAL 8.5MMX30CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5030	META-NAIL TIBIAL 8.5MMX30CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5030	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-6隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213003	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3112	經骨順行釘內釘 META-NAIL TIBIAL 8.5MMX32CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5032	META-NAIL TIBIAL 8.5MMX32CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5032	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-6隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213003	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3113	經骨順行釘內釘 META-NAIL TIBIAL 8.5MMX33CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5033	META-NAIL TIBIAL 8.5MMX33CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5033	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-6隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213003	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3114	經骨順行釘內釘 META-NAIL TIBIAL 8.5MMX35CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5035	META-NAIL TIBIAL 8.5MMX35CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5035	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-6隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213003	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3115	經骨順行釘內釘 META-NAIL TIBIAL 8.5MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5036	META-NAIL TIBIAL 8.5MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5036	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-6隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213003	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3116	經骨順行釘內釘 META-NAIL TIBIAL 8.5MMX37CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5037	META-NAIL TIBIAL 8.5MMX37CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5037	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-6隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213003	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3117	經骨順行釘內釘 META-NAIL TIBIAL 10MMX28CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5128	META-NAIL TIBIAL 10MMX28CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5128	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-6隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213003	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3118	經骨順行釘內釘 META-NAIL TIBIAL 10MMX32CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5132	META-NAIL TIBIAL 10MMX32CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5132	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-6隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213003	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"

3119	經骨順行髓內釘 META-NAIL TIBIAL 10MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5134	META-NAIL TIBIAL 10MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5134	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-6隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213003	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3120	經骨順行髓內釘 META-NAIL TIBIAL 10MMX35CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5135	META-NAIL TIBIAL 10MMX35CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5135	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-6隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213003	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3121	經骨順行髓內釘 META-NAIL TIBIAL 10MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5136	META-NAIL TIBIAL 10MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5136	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-6隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213003	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3122	經骨順行髓內釘 META-NAIL TIBIAL 10MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5138	META-NAIL TIBIAL 10MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5138	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-6隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213003	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3123	經骨順行髓內釘 META-NAIL TIBIAL 10MMX39CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5139	META-NAIL TIBIAL 10MMX39CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5139	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-6隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213003	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3124	經骨順行髓內釘 META-NAIL TIBIAL 10MMX40CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5140	META-NAIL TIBIAL 10MMX40CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5140	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-6隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213003	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3125	經骨順行髓內釘 META-NAIL TIBIAL 11.5MMX30CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5230	META-NAIL TIBIAL 11.5MMX30CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5230	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-6隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213003	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3126	經骨順行髓內釘 META-NAIL TIBIAL 11.5MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5234	META-NAIL TIBIAL 11.5MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5234	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-6隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213003	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3127	經骨順行髓內釘 META-NAIL TIBIAL 11.5MMX35CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5235	META-NAIL TIBIAL 11.5MMX35CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5235	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-6隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213003	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3128	經骨順行髓內釘 META-NAIL TIBIAL 11.5MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5236	META-NAIL TIBIAL 11.5MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5236	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-6隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213003	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3129	經骨順行髓內釘 META-NAIL TIBIAL 11.5MMX37CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5237	META-NAIL TIBIAL 11.5MMX37CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5237	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-6隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213003	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3130	經骨順行髓內釘 META-NAIL TIBIAL 11.5MMX39CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5239	META-NAIL TIBIAL 11.5MMX39CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5239	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-6隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213003	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3131	經骨順行髓內釘 META-NAIL TIBIAL 11.5MMX40CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5240	META-NAIL TIBIAL 11.5MMX40CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5240	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-6隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213003	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3132	髖部聯合加壓交鎖髓內釘 INTERTROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL SHORT 10X18CM 125° AS:SMITH & NEPHEW 7167-5201	INTERTROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL SHORT 10X18CM 125° AS:SMITH & NEPHEW 7167-5201	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-7隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	88000	FBZ022213005	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3133	髖部聯合加壓交鎖髓內釘 INTERTROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL SHORT 11.5X18CM 125° AS:SMITH&NEPHEW 7167-5202	INTERTROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL SHORT 11.5X18CM 125° AS:SMITH & NEPHEW 7167-5202	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-7隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	88000	FBZ022213005	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3134	髖部聯合加壓交鎖髓內釘 INTERTROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL SHORT 11.5X20CM 125° AS:SMITH & NEPHEW 7167-5205	INTERTROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL SHORT 11.5X20CM 125° AS:SMITH & NEPHEW 7167-5205	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-7隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	88000	FBZ022213005	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"

3135	髖部聯合加壓交鎖髓內釘 INTERTROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL SHORT 10X20CM 130° AS:SMITH & NEPHEW7167-5210	INTERTROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL SHORT 10X20CM 130° AS:SMITH & NEPHEW 7167-5210	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拵括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-7隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	88000	FBZ022213005	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3136	互鎖式轉子順行髓內釘 TRIGEN ADOLESCENT TAN NAIL LEFT 8.5MMX26CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-5126	TRIGEN ADOLESCENT TAN NAIL LEFT 8.5MMX26CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-5126	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3137	互鎖式轉子順行髓內釘 TRIGEN ADOLESCENT TAN NAIL LEFT 8.5MMX28CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-5128	TRIGEN ADOLESCENT TAN NAIL LEFT 8.5MMX28CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-5128	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3138	互鎖式轉子順行髓內釘 TRIGEN ADOLESCENT TAN NAIL LEFT 8.5MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-5134	TRIGEN ADOLESCENT TAN NAIL LEFT 8.5MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-5134	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3139	互鎖式轉子順行髓內釘 TRIGEN ADOLESCENT TAN NAIL LEFT 8.5MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-5136	TRIGEN ADOLESCENT TAN NAIL LEFT 8.5MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-5136	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3140	互鎖式轉子順行髓內釘 TRIGEN ADOLESCENT TAN NAIL LEFT 8.5MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-5138	TRIGEN ADOLESCENT TAN NAIL LEFT 8.5MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-5138	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3141	互鎖式轉子順行髓內釘 TRIGEN ADOLESCENT TAN NAIL RIGHT 8.5MMX28CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-6128	TRIGEN ADOLESCENT TAN NAIL RIGHT 8.5MMX28CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-6128	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3142	互鎖式轉子順行髓內釘 TRIGEN ADOLESCENT TAN NAIL RIGHT 8.5MMX30CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-6130	TRIGEN ADOLESCENT TAN NAIL RIGHT 8.5MMX30CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-6130	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3143	互鎖式轉子順行髓內釘 TRIGEN ADOLESCENT TAN NAIL RIGHT 8.5MMX32CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-6132	TRIGEN ADOLESCENT TAN NAIL RIGHT 8.5MMX32CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-6132	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3144	互鎖式轉子順行髓內釘 TRIGEN ADOLESCENT TAN NAIL RIGHT 8.5MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-6134	TRIGEN ADOLESCENT TAN NAIL RIGHT 8.5MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-6134	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3145	互鎖式轉子順行髓內釘 TRIGEN ADOLESCENT TAN NAIL RIGHT 8.5MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-6138	TRIGEN ADOLESCENT TAN NAIL RIGHT 8.5MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-6138	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3146	互鎖式轉子順行髓內釘 TRIGEN ADOLESCENT TAN NAIL RIGHT 8.5MMX40CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-6140	TRIGEN ADOLESCENT TAN NAIL RIGHT 8.5MMX40CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-6140	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3147	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 10MMX32CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7232	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 10MMX32CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7232	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3148	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 10MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7236	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 10MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7236	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3149	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 10MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7238	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 10MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7238	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3150	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 10MMX42CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7242	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 10MMX42CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7242	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3151	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 10MMX46CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7246	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 10MMX46CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7246	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3152	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 10MMX48CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7248	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 10MMX48CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7248	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3153	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 10MMX30CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8230	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 10MMX30CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8230	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"

3154	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 10MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8234	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 10MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8234	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3155	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 10MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8236	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 10MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8236	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3156	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 10MMX40CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8240	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 10MMX40CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8240	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3157	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 10MMX44CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8244	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 10MMX44CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8244	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3158	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 10MMX46CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8246	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 10MMX46CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8246	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3159	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 10MMX50CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8250	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 10MMX50CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8250	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3160	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 11.5MMX32CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7332	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 11.5MMX32CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7332	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3161	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 11.5MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7334	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 11.5MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7334	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3162	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 11.5MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7338	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 11.5MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7338	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3163	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 11.5MMX42CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7342	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 11.5MMX42CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7342	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3164	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 11.5MMX44CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7344	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 11.5MMX44CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7344	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3165	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 11.5MMX48CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7348	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 11.5MMX48CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7348	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3166	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 11.5MMX30CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8330	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 11.5MMX30CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8330	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3167	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 11.5MMX32CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8332	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 11.5MMX32CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8332	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3168	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 11.5MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8336	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 11.5MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8336	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3169	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 11.5MMX40CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8340	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 11.5MMX40CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8340	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3170	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 11.5MMX42CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8342	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 11.5MMX42CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8342	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3171	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 11.5MMX46CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8346	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 11.5MMX46CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8346	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3172	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 11.5MMX48CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8348	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 11.5MMX48CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8348	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"

3173	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 11.5MMX50CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8350	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 11.5MMX50CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8350	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3174	啟動組件(溫度調節系統用) AS:ZOLL CG500D	START-UP KIT(FOR THERMOGARD XP INTRAVASCULAR TEMPERATURE MANAGEMENT SYSTEM) AS:ZOLL CG500D	心跳停止病人恢復心跳後的體內降溫．保護腦部細胞減少與縮小梗塞面積與心肌壞死．惡性發燒、創傷、器官移植等的改善	低溫治療過程中應注意病人體內平衡．心率異常．凝血功能．肺功能與免疫功能降低．血液PH值改變	血管內溫度調節為目前溫度控制最精準方式．有降溫．升溫與發燒控制三種模式可供選擇．目標溫度維持誤差值為±0.2℃．病患發抖率低．4%併發症少．病患選擇沒有限制可減少74%護理工作量．設定目標溫度後全程自動化	健保目前沒有類似產品給付項目	30000	TFTMCSUKCG8Z	啟動組件只能使用七天．七天後須更換．
3175	路透尼斯014經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管 5FR 2MMX40MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 200040	LTX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 2MMX40MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 200040	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	無	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	藥物會抑制血管壁內膜增生．防止血管再狹窄．一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ027224001	無
3176	路透尼斯014經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管 5FR 2MMX80MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 200080	LTX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 2MMX80MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 200080	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	無	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	藥物會抑制血管壁內膜增生．防止血管再狹窄．一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ027224001	無
3177	路透尼斯014經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管 5FR 2MMX100MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 200100	LTX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 2MMX100MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 200100	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	無	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	藥物會抑制血管壁內膜增生．防止血管再狹窄．一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ027224001	無
3178	路透尼斯014經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管 5FR 2MMX120MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 200120	LTX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 2MMX120MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 200120	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	無	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	藥物會抑制血管壁內膜增生．防止血管再狹窄．一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ027224001	無
3179	路透尼斯014經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管 5FR 2.5MMX40MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 250040	LTX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 2.5MMX40MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 250040	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	無	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	藥物會抑制血管壁內膜增生．防止血管再狹窄．一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ027224001	無
3180	路透尼斯014經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管 5FR 2.5MMX80MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 250080	LTX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 2.5MMX80MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 250080	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	無	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	藥物會抑制血管壁內膜增生．防止血管再狹窄．一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ027224001	無
3181	路透尼斯014經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管 5FR 2.5MMX100MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 250100	LTX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 2.5MMX100MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 250100	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	無	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	藥物會抑制血管壁內膜增生．防止血管再狹窄．一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ027224001	無
3182	路透尼斯014經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管 5FR 2.5MMX120MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 250120	LTX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 2.5MMX120MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 250120	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	無	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	藥物會抑制血管壁內膜增生．防止血管再狹窄．一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ027224001	無
3183	路透尼斯014經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管 5FR 3MMX40MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 300040	LTX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 3MMX40MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 300040	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	無	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	藥物會抑制血管壁內膜增生．防止血管再狹窄．一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ027224001	無
3184	路透尼斯014經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管 5FR 3MMX80MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 300080	LTX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 3MMX80MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 300080	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	無	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	藥物會抑制血管壁內膜增生．防止血管再狹窄．一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ027224001	無
3185	路透尼斯014經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管 5FR 3MMX100MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 300100	LTX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 3MMX100MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 300100	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	無	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	藥物會抑制血管壁內膜增生．防止血管再狹窄．一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ027224001	無
3186	路透尼斯014經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管 5FR 3MMX120MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 300120	LTX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 3MMX120MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 300120	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	無	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	藥物會抑制血管壁內膜增生．防止血管再狹窄．一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ027224001	無
3187	路透尼斯014經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管 5FR 3.5MMX40MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 350040	LTX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 3.5MMX40MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 350040	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	無	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	藥物會抑制血管壁內膜增生．防止血管再狹窄．一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ027224001	無
3188	路透尼斯014經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管 5FR 3.5MMX80MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 350080	LTX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 3.5MMX80MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 350080	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	無	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	藥物會抑制血管壁內膜增生．防止血管再狹窄．一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ027224001	無
3189	路透尼斯014經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管 5FR 3.5MMX100MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 350100	LTX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 3.5MMX100MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 350100	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	無	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	藥物會抑制血管壁內膜增生．防止血管再狹窄．一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ027224001	無
3190	路透尼斯014經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管 5FR 3.5MMX120MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 350120	LTX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 3.5MMX120MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 350120	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	無	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	藥物會抑制血管壁內膜增生．防止血管再狹窄．一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ027224001	無
3191	路透尼斯014經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管 5FR 4MMX40MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 400040	LTX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 4MMX40MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 400040	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	無	本產品適用於用作PTA導管．以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	藥物會抑制血管壁內膜增生．防止血管再狹窄．一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ027224001	無

3192	路透尼斯014經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管 5FR 4MMX80MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 400080	LTX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 4MMX80MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 400080	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ027224001	無
3193	路透尼斯014經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管 5FR 4MMX100MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 400100	LTX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 4MMX100MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 400100	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ027224001	無
3194	路透尼斯014經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管 5FR 4MMX120MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 400120	LTX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 4MMX120MMX150CM 0.014" AS:CLEARSTREAM 9050715 400120	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ027224001	無
3195	速近傷口黏膠劑 SURGISEAL TOPICAL SKIN ADHENSIVE 0.35ML AS:ADHEZION SS035T	SURGISEAL TOPICAL SKIN ADHENSIVE 0.35ML AS:ADHEZION SS035T	新科技專利，黏著更強更快更舒適；防水性更好，改良了以前無法當天淋浴問題。不含塑化劑，不過敏。	對氰基丙烯酸酯或甲醛敏感的病患；本品必須以薄層塗佈，才可避免大量的液體累積，造成病患對發熱感到不適。	黏性強且快，不需等待期，術後可立即淋浴。	無	5050	WDY021122001	無
3196	股骨逆行髓內釘 META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 10MMX30CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3030	META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 10MMX30CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3030	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整。"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-5隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213002	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3197	股骨逆行髓內釘 META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 10MMX40CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3040	META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 10MMX40CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3040	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整。"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-5隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213002	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3198	股骨逆行髓內釘 META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 11.5MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3236	META-NAIL RETROGRADE FEMORAL 11.5MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-3236	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整。"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-5隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213002	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3199	脛骨順行髓內釘 META-NAIL TIBIAL 8.5MMX26CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5026	META-NAIL TIBIAL 8.5MMX26CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5026	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整。"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-6隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213003	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3200	脛骨順行髓內釘 META-NAIL TIBIAL 8.5MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5034	META-NAIL TIBIAL 8.5MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5034	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整。"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-6隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213003	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3201	脛骨順行髓內釘 META-NAIL TIBIAL 10MMX30CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5130	META-NAIL TIBIAL 10MMX30CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5130	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整。"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-6隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213003	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3202	脛骨順行髓內釘 META-NAIL TIBIAL 10MMX37CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5137	META-NAIL TIBIAL 10MMX37CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5137	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整。"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-6隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213003	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3203	脛骨順行髓內釘 META-NAIL TIBIAL 11.5MMX32CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5232	META-NAIL TIBIAL 11.5MMX32CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5232	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整。"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-6隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213003	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3204	脛骨順行髓內釘 META-NAIL TIBIAL 11.5MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5238	META-NAIL TIBIAL 11.5MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7165-5238	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整。"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-6隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213003	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3205	髖部聯合加壓交鎖髓內釘 INTERTROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL SHORT 10X20CM 125° AS:SMITH & NEPHEW 7167-5204	NTERTROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL SHORT 10X20CM 125° AS:SMITH & NEPHEW 7167-5204	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整。"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-7隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	88000	FBZ022213005	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3206	髖部聯合加壓交鎖髓內釘 INTERTROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL SHORT 11.5X18CM 130° AS:SMITH & NEPHEW 7167-5208	INTERTROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL SHORT 11.5X18CM 130° AS:SMITH & NEPHEW 7167-5208	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拘括管徑、角度、長度每3公分間度規格完整。"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-7隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	88000	FBZ022213005	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3207	互鎖式轉子順行髓內釘 TRIGEN ADOLESCENT TAN NAIL LEFT 8.5MMX32CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-5132	TRIGEN ADOLESCENT TAN NAIL LEFT 8.5MMX32CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-5132	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
3208	互鎖式轉子順行髓內釘 TRIGEN ADOLESCENT TAN NAIL RIGHT 8.5MMX26CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-6126	TRIGEN ADOLESCENT TAN NAIL RIGHT 8.5MMX26CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-6126	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"

3209	互鎖式轉子順行髓內釘 TRIGEN ADOLESCENT TAN NAIL RIGHT 8.5MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-6136	TRIGEN ADOLESCENT TAN NAIL RIGHT 8.5MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-6136	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量, 骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3210	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 10MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7234	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 10MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7234	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量, 骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3211	互鎖式轉子髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 10MMX40CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7240	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 10MMX40CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7240	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量, 骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3212	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 10MMX44CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7244	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 10MMX44CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7244	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量, 骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3213	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 10MMX50CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7250	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 10MMX50CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7250	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量, 骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3214	互鎖式轉子髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 10MMX32CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8232	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 10MMX32CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8232	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量, 骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3215	互鎖式轉子髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 10MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8238	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 10MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8238	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量, 骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3216	互鎖式轉子髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 10MMX42CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8242	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 10MMX42CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8242	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量, 骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3217	互鎖式轉子髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 10MMX48CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8248	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 10MMX48CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8248	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量, 骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3218	互鎖式轉子髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 11.5MMX30CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7330	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 11.5MMX30CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7330	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量, 骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3219	互鎖式轉子髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 11.5MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7336	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 11.5MMX36CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7336	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量, 骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3220	互鎖式轉子髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 11.5MMX40CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7340	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 11.5MMX40CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7340	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量, 骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3221	互鎖式轉子髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 11.5MMX46CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7346	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 11.5MMX46CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7346	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量, 骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3222	互鎖式轉子髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 11.5MMX50CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7350	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 11.5MMX50CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7350	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量, 骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3223	互鎖式轉子髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 11.5MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8334	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 11.5MMX34CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8334	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量, 骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3224	互鎖式轉子髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 11.5MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8338	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 11.5MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8338	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量, 骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3225	互鎖式轉子髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 11.5MMX44CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8344	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 RIGHT 11.5MMX44CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-8344	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量, 骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
3226	愛康盧銀抗菌親水性纖維敷料 2X45CM AS:CONVATEC 413571	AQUACEL AG+ DRESSING 2X45CM AS:CONVATEC 413571	此敷料為目前唯一可以對抗生物膜的人工敷料,並取得FDA核准,對於院內感染常見菌種MRSA, Pseudomonas 感染之傷口提供優異療效,唯目前尚未取得健保給付(審查中歧品項)所以得收取自費	"本敷料禁用於對銀、拔甲基纖維素鈉、乙二胺四乙酸鈉鹽或?索氰銨過敏或曾發生過敏反應者的人士． BeCl並非豬或人類皮膚的致敏物．在低濃度使用時(0.1%)．僅可能產生極其輕微的刺激． "	此敷料為目前唯一可以對抗生物膜的人工敷料,並取得FDA核准,對於院內感染常見菌種MRSA, Pseudomonas 感染之傷口提供優異療效,唯目前尚未取得健保給付(審查中歧品項)所以得收取自費	此敷料為目前唯一可以對抗生物膜的人工敷料,並取得FDA核准,對於院內感染常見菌種MRSA, Pseudomonas 感染之傷口提供優異療效	480	WWZ026660005	無
3227	康鉑顎椎椎間盤融合器 COMBO CERVICAL DISC CAGE 5X12MM AS:A-SPINE 165-25128H	COMBO CERVICAL DISC CAGE 5X12MM AS:A-SPINE 165-25128H	"此產品運用兩種材料鈦合金結合聚醚醚酮的特性．以改善目前現有核可產品的缺點．經由微創手術縮短住院天數,增加病患的療效．"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生・不良反應包括：對植人物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調・	"1.可透過微創手術進行2.透過材料特性的差異,也可達到彈性動態的模擬狀態3.上下面為鈦金屬以加強初步和end Plate的契合度及加強穩定度；鈦合金和脊質細胞的相容度極高及易與脊細胞結合在一起．"	上下金屬中間為PEEK材質可達到減輕重量．以符合骨鬆症病患使用．又因材料可透視及掌握骨頭融合的狀況．此設計為夾心觀念．運用軟硬交替的結構．以達到接觸面穩固．而結構上有微動的機制以符合Wolff's Low來加強骨頭生長	69000	FBZ004070001	1.慎選尺寸2.對於鈦合金或聚醚醚酮過敏的患者不宜使用

3228	康鉑頸椎椎間盤融合器 COMBO CERVICAL DISC CAGE 6X12MM AS:A-SPINE 165-26128H	COMBO CERVICAL DISC CAGE 6X12MM AS:A-SPINE 165-26128H	"此產品運用兩種材料鈦合金結合聚醚醚酮的特性，以改善目前現有核可產品的缺點，經由微創手術縮短住院天數,增加病患的療效。"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"1.可透過微創手術進行2.透過材料特性的差異,也可達到彈性動態的模擬狀態3.上下面為鈦金屬以加強初步和end Plate的契合度及加強穩定度；鈦合金和骨質細胞的相容度極高及易與骨細胞結合在一起。"	上下金屬中間為PEEK材質可達到減輕重量，以符合骨骼症病患使用，又因材料可透視及掌握骨頭融合的狀況，此設計為夾心觀念，運用軟硬交替的結構，以達到接觸面穩固，而結構上有微動的機制以符合Wolff's Low來加強骨頭生長	69000	FBZ004070001	1.慎選尺寸2.對於鈦合金或聚醚醚酮過敏的患者不宜使用
3229	康鉑頸椎椎間盤融合器 COMBO CERVICAL DISC CAGE 7X12MM AS:A-SPINE 165-27128H	COMBO CERVICAL DISC CAGE 7X12MM AS:A-SPINE 165-27128H	"此產品運用兩種材料鈦合金結合聚醚醚酮的特性，以改善目前現有核可產品的缺點，經由微創手術縮短住院天數,增加病患的療效。"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"1.可透過微創手術進行2.透過材料特性的差異,也可達到彈性動態的模擬狀態3.上下面為鈦金屬以加強初步和end Plate的契合度及加強穩定度；鈦合金和骨質細胞的相容度極高及易與骨細胞結合在一起。"	上下金屬中間為PEEK材質可達到減輕重量，以符合骨骼症病患使用，又因材料可透視及掌握骨頭融合的狀況，此設計為夾心觀念，運用軟硬交替的結構，以達到接觸面穩固，而結構上有微動的機制以符合Wolff's Low來加強骨頭生長	69000	FBZ004070001	1.慎選尺寸2.對於鈦合金或聚醚醚酮過敏的患者不宜使用
3230	康鉑頸椎椎間盤融合器 COMBO CERVICAL DISC CAGE 8X12MM AS:A-SPINE 165-28128H	COMBO CERVICAL DISC CAGE 8X12MM AS:A-SPINE 165-28128H	"此產品運用兩種材料鈦合金結合聚醚醚酮的特性，以改善目前現有核可產品的缺點，經由微創手術縮短住院天數,增加病患的療效。"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"1.可透過微創手術進行2.透過材料特性的差異,也可達到彈性動態的模擬狀態3.上下面為鈦金屬以加強初步和end Plate的契合度及加強穩定度；鈦合金和骨質細胞的相容度極高及易與骨細胞結合在一起。"	上下金屬中間為PEEK材質可達到減輕重量，以符合骨骼症病患使用，又因材料可透視及掌握骨頭融合的狀況，此設計為夾心觀念，運用軟硬交替的結構，以達到接觸面穩固，而結構上有微動的機制以符合Wolff's Low來加強骨頭生長	69000	FBZ004070001	1.慎選尺寸2.對於鈦合金或聚醚醚酮過敏的患者不宜使用
3231	康鉑頸椎椎間盤融合器 COMBO CERVICAL DISC CAGE 9X12MM AS:A-SPINE 165-29128H	COMBO CERVICAL DISC CAGE 9X12MM AS:A-SPINE 165-29128H	"此產品運用兩種材料鈦合金結合聚醚醚酮的特性，以改善目前現有核可產品的缺點，經由微創手術縮短住院天數,增加病患的療效。"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"1.可透過微創手術進行2.透過材料特性的差異,也可達到彈性動態的模擬狀態3.上下面為鈦金屬以加強初步和end Plate的契合度及加強穩定度；鈦合金和骨質細胞的相容度極高及易與骨細胞結合在一起。"	上下金屬中間為PEEK材質可達到減輕重量，以符合骨骼症病患使用，又因材料可透視及掌握骨頭融合的狀況，此設計為夾心觀念，運用軟硬交替的結構，以達到接觸面穩固，而結構上有微動的機制以符合Wolff's Low來加強骨頭生長	69000	FBZ004070001	1.慎選尺寸2.對於鈦合金或聚醚醚酮過敏的患者不宜使用
3232	康鉑頸椎椎間盤融合器 COMBO CERVICAL DISC CAGE 5X14MM AS:A-SPINE 165-25148H	COMBO CERVICAL DISC CAGE 5X14MM AS:A-SPINE 165-25148H	"此產品運用兩種材料鈦合金結合聚醚醚酮的特性，以改善目前現有核可產品的缺點，經由微創手術縮短住院天數,增加病患的療效。"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"1.可透過微創手術進行2.透過材料特性的差異,也可達到彈性動態的模擬狀態3.上下面為鈦金屬以加強初步和end Plate的契合度及加強穩定度；鈦合金和骨質細胞的相容度極高及易與骨細胞結合在一起。"	上下金屬中間為PEEK材質可達到減輕重量，以符合骨骼症病患使用，又因材料可透視及掌握骨頭融合的狀況，此設計為夾心觀念，運用軟硬交替的結構，以達到接觸面穩固，而結構上有微動的機制以符合Wolff's Low來加強骨頭生長	69000	FBZ004070001	1.慎選尺寸2.對於鈦合金或聚醚醚酮過敏的患者不宜使用
3233	康鉑頸椎椎間盤融合器 COMBO CERVICAL DISC CAGE 6X14MM AS:A-SPINE 165-26148H	COMBO CERVICAL DISC CAGE 6X14MM AS:A-SPINE 165-26148H	"此產品運用兩種材料鈦合金結合聚醚醚酮的特性，以改善目前現有核可產品的缺點，經由微創手術縮短住院天數,增加病患的療效。"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"1.可透過微創手術進行2.透過材料特性的差異,也可達到彈性動態的模擬狀態3.上下面為鈦金屬以加強初步和end Plate的契合度及加強穩定度；鈦合金和骨質細胞的相容度極高及易與骨細胞結合在一起。"	上下金屬中間為PEEK材質可達到減輕重量，以符合骨骼症病患使用，又因材料可透視及掌握骨頭融合的狀況，此設計為夾心觀念，運用軟硬交替的結構，以達到接觸面穩固，而結構上有微動的機制以符合Wolff's Low來加強骨頭生長	69000	FBZ004070001	1.慎選尺寸2.對於鈦合金或聚醚醚酮過敏的患者不宜使用
3234	康鉑頸椎椎間盤融合器 COMBO CERVICAL DISC CAGE 7X14MM AS:A-SPINE 165-27148H	COMBO CERVICAL DISC CAGE 7X14MM AS:A-SPINE 165-27148H	"此產品運用兩種材料鈦合金結合聚醚醚酮的特性，以改善目前現有核可產品的缺點，經由微創手術縮短住院天數,增加病患的療效。"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"1.可透過微創手術進行2.透過材料特性的差異,也可達到彈性動態的模擬狀態3.上下面為鈦金屬以加強初步和end Plate的契合度及加強穩定度；鈦合金和骨質細胞的相容度極高及易與骨細胞結合在一起。"	上下金屬中間為PEEK材質可達到減輕重量，以符合骨骼症病患使用，又因材料可透視及掌握骨頭融合的狀況，此設計為夾心觀念，運用軟硬交替的結構，以達到接觸面穩固，而結構上有微動的機制以符合Wolff's Low來加強骨頭生長	69000	FBZ004070001	1.慎選尺寸2.對於鈦合金或聚醚醚酮過敏的患者不宜使用
3235	康鉑頸椎椎間盤融合器 COMBO CERVICAL DISC CAGE 9X14MM AS:A-SPINE 165-29148H	COMBO CERVICAL DISC CAGE 9X14MM AS:A-SPINE 165-29148H	"此產品運用兩種材料鈦合金結合聚醚醚酮的特性，以改善目前現有核可產品的缺點，經由微創手術縮短住院天數,增加病患的療效。"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"1.可透過微創手術進行2.透過材料特性的差異,也可達到彈性動態的模擬狀態3.上下面為鈦金屬以加強初步和end Plate的契合度及加強穩定度；鈦合金和骨質細胞的相容度極高及易與骨細胞結合在一起。"	上下金屬中間為PEEK材質可達到減輕重量，以符合骨骼症病患使用，又因材料可透視及掌握骨頭融合的狀況，此設計為夾心觀念，運用軟硬交替的結構，以達到接觸面穩固，而結構上有微動的機制以符合Wolff's Low來加強骨頭生長	69000	FBZ004070001	1.慎選尺寸2.對於鈦合金或聚醚醚酮過敏的患者不宜使用
3236	康鉑頸椎椎間盤融合器 COMBO CERVICAL DISC CAGE 10X14MM AS:A-SPINE 165-20148H	COMBO CERVICAL DISC CAGE 10X14MM AS:A-SPINE 165-20148H	"此產品運用兩種材料鈦合金結合聚醚醚酮的特性，以改善目前現有核可產品的缺點，經由微創手術縮短住院天數,增加病患的療效。"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"1.可透過微創手術進行2.透過材料特性的差異,也可達到彈性動態的模擬狀態3.上下面為鈦金屬以加強初步和end Plate的契合度及加強穩定度；鈦合金和骨質細胞的相容度極高及易與骨細胞結合在一起。"	上下金屬中間為PEEK材質可達到減輕重量，以符合骨骼症病患使用，又因材料可透視及掌握骨頭融合的狀況，此設計為夾心觀念，運用軟硬交替的結構，以達到接觸面穩固，而結構上有微動的機制以符合Wolff's Low來加強骨頭生長	69000	FBZ004070001	1.慎選尺寸2.對於鈦合金或聚醚醚酮過敏的患者不宜使用
3237	康鉑腰椎椎間盤融合器 COMBO LUMBAR DISC CAGE RAINBOO 7X28MM 5° AS:A-SPINE 598-07288H	COMBO LUMBAR DISC CAGE RAINBOO 7X28MM 5° AS:A-SPINE 598-07288H	"此產品運用兩種材料鈦合金結合聚醚醚酮的特性，以改善目前現有核可產品的缺點，經由微創手術縮短住院天數,增加病患的療效。"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"1.可透過微創手術進行2.透過材料特性的差異,也可達到彈性動態的模擬狀態3.上下面為鈦金屬以加強初步和end Plate的契合度及加強穩定度；鈦合金和骨質細胞的相容度極高及易與骨細胞結合在一起。"	上下金屬中間為PEEK材質可達到減輕重量，以符合骨骼症病患使用，又因材料可透視及掌握骨頭融合的狀況，此設計為夾心觀念，運用軟硬交替的結構，以達到接觸面穩固，而結構上有微動的機制以符合Wolff's Low來加強骨頭生長	88000	FBZ003878002	1.慎選尺寸2.對於鈦合金或聚醚醚酮過敏的患者不宜使用
3238	康鉑腰椎椎間盤融合器 COMBO LUMBAR DISC CAGE RAINBOO 9X28MM 5° AS:A-SPINE 598-09288H	COMBO LUMBAR DISC CAGE RAINBOO 9X28MM 5° AS:A-SPINE 598-09288H	"此產品運用兩種材料鈦合金結合聚醚醚酮的特性，以改善目前現有核可產品的缺點，經由微創手術縮短住院天數,增加病患的療效。"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"1.可透過微創手術進行2.透過材料特性的差異,也可達到彈性動態的模擬狀態3.上下面為鈦金屬以加強初步和end Plate的契合度及加強穩定度；鈦合金和骨質細胞的相容度極高及易與骨細胞結合在一起。"	上下金屬中間為PEEK材質可達到減輕重量，以符合骨骼症病患使用，又因材料可透視及掌握骨頭融合的狀況，此設計為夾心觀念，運用軟硬交替的結構，以達到接觸面穩固，而結構上有微動的機制以符合Wolff's Low來加強骨頭生長	88000	FBZ003878002	1.慎選尺寸2.對於鈦合金或聚醚醚酮過敏的患者不宜使用
3239	康鉑腰椎椎間盤融合器 COMBO LUMBAR DISC CAGE RAINBOO 10X28MM 5° AS:A-SPINE 598-10288H	COMBO LUMBAR DISC CAGE RAINBOO 10X28MM 5° AS:A-SPINE 598-10288H	"此產品運用兩種材料鈦合金結合聚醚醚酮的特性，以改善目前現有核可產品的缺點，經由微創手術縮短住院天數,增加病患的療效。"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"1.可透過微創手術進行2.透過材料特性的差異,也可達到彈性動態的模擬狀態3.上下面為鈦金屬以加強初步和end Plate的契合度及加強穩定度；鈦合金和骨質細胞的相容度極高及易與骨細胞結合在一起。"	上下金屬中間為PEEK材質可達到減輕重量，以符合骨骼症病患使用，又因材料可透視及掌握骨頭融合的狀況，此設計為夾心觀念，運用軟硬交替的結構，以達到接觸面穩固，而結構上有微動的機制以符合Wolff's Low來加強骨頭生長	88000	FBZ003878002	1.慎選尺寸2.對於鈦合金或聚醚醚酮過敏的患者不宜使用
3240	康鉑腰椎椎間盤融合器 COMBO LUMBAR DISC CAGE RAINBOO 11X28MM 5° AS:A-SPINE 598-11288H	COMBO LUMBAR DISC CAGE RAINBOO 11X28MM 5° AS:A-SPINE 598-11288H	"此產品運用兩種材料鈦合金結合聚醚醚酮的特性，以改善目前現有核可產品的缺點，經由微創手術縮短住院天數,增加病患的療效。"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"1.可透過微創手術進行2.透過材料特性的差異,也可達到彈性動態的模擬狀態3.上下面為鈦金屬以加強初步和end Plate的契合度及加強穩定度；鈦合金和骨質細胞的相容度極高及易與骨細胞結合在一起。"	上下金屬中間為PEEK材質可達到減輕重量，以符合骨骼症病患使用，又因材料可透視及掌握骨頭融合的狀況，此設計為夾心觀念，運用軟硬交替的結構，以達到接觸面穩固，而結構上有微動的機制以符合Wolff's Low來加強骨頭生長	88000	FBZ003878002	1.慎選尺寸2.對於鈦合金或聚醚醚酮過敏的患者不宜使用
3241	康鉑腰椎椎間盤融合器 COMBO LUMBAR DISC CAGE RAINBOO 13X28MM 5° AS:A-SPINE 598-13288H	COMBO LUMBAR DISC CAGE RAINBOO 13X28MM 5° AS:A-SPINE 598-13288H	"此產品運用兩種材料鈦合金結合聚醚醚酮的特性，以改善目前現有核可產品的缺點，經由微創手術縮短住院天數,增加病患的療效。"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"1.可透過微創手術進行2.透過材料特性的差異,也可達到彈性動態的模擬狀態3.上下面為鈦金屬以加強初步和end Plate的契合度及加強穩定度；鈦合金和骨質細胞的相容度極高及易與骨細胞結合在一起。"	上下金屬中間為PEEK材質可達到減輕重量，以符合骨骼症病患使用，又因材料可透視及掌握骨頭融合的狀況，此設計為夾心觀念，運用軟硬交替的結構，以達到接觸面穩固，而結構上有微動的機制以符合Wolff's Low來加強骨頭生長	88000	FBZ003878002	1.慎選尺寸2.對於鈦合金或聚醚醚酮過敏的患者不宜使用
3242	康鉑腰椎椎間盤融合器 COMBO LUMBAR DISC CAGE RAINBOO 14X28MM 5° AS:A-SPINE 598-14288H	COMBO LUMBAR DISC CAGE RAINBOO 14X28MM 5° AS:A-SPINE 598-14288H	"此產品運用兩種材料鈦合金結合聚醚醚酮的特性，以改善目前現有核可產品的缺點，經由微創手術縮短住院天數,增加病患的療效。"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"1.可透過微創手術進行2.透過材料特性的差異,也可達到彈性動態的模擬狀態3.上下面為鈦金屬以加強初步和end Plate的契合度及加強穩定度；鈦合金和骨質細胞的相容度極高及易與骨細胞結合在一起。"	上下金屬中間為PEEK材質可達到減輕重量，以符合骨骼症病患使用，又因材料可透視及掌握骨頭融合的狀況，此設計為夾心觀念，運用軟硬交替的結構，以達到接觸面穩固，而結構上有微動的機制以符合Wolff's Low來加強骨頭生長	88000	FBZ003878002	1.慎選尺寸2.對於鈦合金或聚醚醚酮過敏的患者不宜使用
3243	康鉑腰椎椎間盤融合器 COMBO LUMBAR DISC CAGE XPLO 7X28MM 5° AS:A-SPINE 595-07288H	COMBO LUMBAR DISC CAGE XPLO 7X28MM 5° AS:A-SPINE 595-07288H	"此產品運用兩種材料鈦合金結合聚醚醚酮的特性，以改善目前現有核可產品的缺點，經由微創手術縮短住院天數,增加病患的療效。"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"1.可透過微創手術進行2.透過材料特性的差異,也可達到彈性動態的模擬狀態3.上下面為鈦金屬以加強初步和end Plate的契合度及加強穩定度；鈦合金和骨質細胞的相容度極高及易與骨細胞結合在一起。"	上下金屬中間為PEEK材質可達到減輕重量，以符合骨骼症病患使用，又因材料可透視及掌握骨頭融合的狀況，此設計為夾心觀念，運用軟硬交替的結構，以達到接觸面穩固，而結構上有微動的機制以符合Wolff's Low來加強骨頭生長	88000	FBZ003878002	1.慎選尺寸2.對於鈦合金或聚醚醚酮過敏的患者不宜使用

3244	康鉑腰椎椎間盤融合器 COMBO LUMBAR DISC CAGE XPLO 9X28MM 5° AS:A-SPINE 595-09288H	COMBO LUMBAR DISC CAGE XPLO 9X28MM 5° AS:A-SPINE 595-09288H	"此產品運用兩種材料鈦合金結合聚醚醚酮的特性，以改善目前現有核可產品的缺點，經由微創手術縮短住院天數,增加病患的療效。"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"1.可透過微創手術進行2.透過材料特性的差異,也可達到彈性動態的模擬狀態3.上下面為鈦金屬以加強初步和end Plate的契合度及加強穩定度；鈦合金和骨質細胞的相容度極高及易與骨細胞結合在一起。"	上下金屬中間為PEEK材質可達到減輕重量，以符合骨骼症病患使用，又因材料可透視及掌握骨頭融合的狀況，此設計為夾心觀念，運用軟硬交替的結構，以達到接觸面穩固，而結構上有微動的機制以符合Wolff's Low來加強骨頭生長	88000	FBZ003878002	1.慎選尺寸2.對於鈦合金或聚醚醚酮過敏的患者不宜使用
3245	康鉑腰椎椎間盤融合器 COMBO LUMBAR DISC CAGE XPLO 10X28MM 5° AS:A-SPINE 595-10288H	COMBO LUMBAR DISC CAGE XPLO 10X28MM 5° AS:A-SPINE 595-10288H	"此產品運用兩種材料鈦合金結合聚醚醚酮的特性，以改善目前現有核可產品的缺點，經由微創手術縮短住院天數,增加病患的療效。"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"1.可透過微創手術進行2.透過材料特性的差異,也可達到彈性動態的模擬狀態3.上下面為鈦金屬以加強初步和end Plate的契合度及加強穩定度；鈦合金和骨質細胞的相容度極高及易與骨細胞結合在一起。"	上下金屬中間為PEEK材質可達到減輕重量，以符合骨骼症病患使用，又因材料可透視及掌握骨頭融合的狀況，此設計為夾心觀念，運用軟硬交替的結構，以達到接觸面穩固，而結構上有微動的機制以符合Wolff's Low來加強骨頭生長	88000	FBZ003878002	1.慎選尺寸2.對於鈦合金或聚醚醚酮過敏的患者不宜使用
3246	康鉑腰椎椎間盤融合器 COMBO LUMBAR DISC CAGE XPLO 11X28MM 5° AS:A-SPINE 595-11288H	COMBO LUMBAR DISC CAGE XPLO 11X28MM 5° AS:A-SPINE 595-11288H	"此產品運用兩種材料鈦合金結合聚醚醚酮的特性，以改善目前現有核可產品的缺點，經由微創手術縮短住院天數,增加病患的療效。"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"1.可透過微創手術進行2.透過材料特性的差異,也可達到彈性動態的模擬狀態3.上下面為鈦金屬以加強初步和end Plate的契合度及加強穩定度；鈦合金和骨質細胞的相容度極高及易與骨細胞結合在一起。"	上下金屬中間為PEEK材質可達到減輕重量，以符合骨骼症病患使用，又因材料可透視及掌握骨頭融合的狀況，此設計為夾心觀念，運用軟硬交替的結構，以達到接觸面穩固，而結構上有微動的機制以符合Wolff's Low來加強骨頭生長	88000	FBZ003878002	1.慎選尺寸2.對於鈦合金或聚醚醚酮過敏的患者不宜使用
3247	康鉑腰椎椎間盤融合器 COMBO LUMBAR DISC CAGE XPLO 13X28MM 5° AS:A-SPINE 595-13288H	COMBO LUMBAR DISC CAGE XPLO 13X28MM 5° AS:A-SPINE 595-13288H	"此產品運用兩種材料鈦合金結合聚醚醚酮的特性，以改善目前現有核可產品的缺點，經由微創手術縮短住院天數,增加病患的療效。"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"1.可透過微創手術進行2.透過材料特性的差異,也可達到彈性動態的模擬狀態3.上下面為鈦金屬以加強初步和end Plate的契合度及加強穩定度；鈦合金和骨質細胞的相容度極高及易與骨細胞結合在一起。"	上下金屬中間為PEEK材質可達到減輕重量，以符合骨骼症病患使用，又因材料可透視及掌握骨頭融合的狀況，此設計為夾心觀念，運用軟硬交替的結構，以達到接觸面穩固，而結構上有微動的機制以符合Wolff's Low來加強骨頭生長	88000	FBZ003878002	1.慎選尺寸2.對於鈦合金或聚醚醚酮過敏的患者不宜使用
3248	康鉑腰椎椎間盤融合器 COMBO LUMBAR DISC CAGE XPLO 14X28MM 5° AS:A-SPINE 595-14288H	COMBO LUMBAR DISC CAGE XPLO 14X28MM 5° AS:A-SPINE 595-14288H	"此產品運用兩種材料鈦合金結合聚醚醚酮的特性，以改善目前現有核可產品的缺點，經由微創手術縮短住院天數,增加病患的療效。"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"1.可透過微創手術進行2.透過材料特性的差異,也可達到彈性動態的模擬狀態3.上下面為鈦金屬以加強初步和end Plate的契合度及加強穩定度；鈦合金和骨質細胞的相容度極高及易與骨細胞結合在一起。"	上下金屬中間為PEEK材質可達到減輕重量，以符合骨骼症病患使用，又因材料可透視及掌握骨頭融合的狀況，此設計為夾心觀念，運用軟硬交替的結構，以達到接觸面穩固，而結構上有微動的機制以符合Wolff's Low來加強骨頭生長	88000	FBZ003878002	1.慎選尺寸2.對於鈦合金或聚醚醚酮過敏的患者不宜使用
3249	維骨適膝關節腔滑液替代物(防沾黏) VISCOSEAL SYNOVIAL FLUID SUBSTITUTE 50MG/10ML AS:TRB CHEMEDICA VISCOSEAL	VISCOSEAL SYNOVIAL FLUID SUBSTITUTE 50MG/10ML AS:TRB CHEMEDICA VISCOSEAL	1.臨床上可使用且無其他相同產品可替代。2.減少疼痛及住院時間並減少止痛藥之使用。	本產品依據核准之適應症及劑量狀況下使用，尚無已知之不良反應。目前為止，尚無相關報告指出使用本產品導致感染以及急性反應的發生。	1.替代並補充關節鏡手術所流失的關節液。2.恢復保護層覆蓋軟骨和滑膜免受機械損傷和炎症介質，保護結構減輕關節疼痛，改善活動能力並促進關節功能之復原。3.恢復關節產生HA的穩定與平衡。4.恢復潤滑和減震性改善關節功能和移動性。5.刺激內源性HA的生產並促進傷口癒合復原。	健保尚無給付類似適應症之產品	28000	FBZ023781001	本產品須準確注入關節腔內。目前尚無臨床案例證實本產品適用於兒童、孕婦和哺乳期婦女，故建議勿使用於上述病患。本產品打開後未使用完畢必須拋棄。
3250	康鉑頸椎椎間盤融合器 COMBO CERVICAL DISC CAGE 10X12MM AS:A-SPINE 165-20128H	COMBO CERVICAL DISC CAGE 10X12MM AS:A-SPINE 165-20128H	"此產品運用兩種材料鈦合金結合聚醚醚酮的特性，以改善目前現有核可產品的缺點，經由微創手術縮短住院天數,增加病患的療效。"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"1.可透過微創手術進行2.透過材料特性的差異,也可達到彈性動態的模擬狀態3.上下面為鈦金屬以加強初步和end Plate的契合度及加強穩定度；鈦合金和骨質細胞的相容度極高及易與骨細胞結合在一起。"	上下金屬中間為PEEK材質可達到減輕重量，以符合骨骼症病患使用，又因材料可透視及掌握骨頭融合的狀況，此設計為夾心觀念，運用軟硬交替的結構，以達到接觸面穩固，而結構上有微動的機制以符合Wolff's Low來加強骨頭生長	69000	FBZ004070001	1.慎選尺寸2.對於鈦合金或聚醚醚酮過敏的患者不宜使用
3251	康鉑頸椎椎間盤融合器 COMBO CERVICAL DISC CAGE 8X14MM AS:A-SPINE 165-28148H	COMBO CERVICAL DISC CAGE 8X14MM AS:A-SPINE 165-28148H	"此產品運用兩種材料鈦合金結合聚醚醚酮的特性，以改善目前現有核可產品的缺點，經由微創手術縮短住院天數,增加病患的療效。"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"1.可透過微創手術進行2.透過材料特性的差異,也可達到彈性動態的模擬狀態3.上下面為鈦金屬以加強初步和end Plate的契合度及加強穩定度；鈦合金和骨質細胞的相容度極高及易與骨細胞結合在一起。"	上下金屬中間為PEEK材質可達到減輕重量，以符合骨骼症病患使用，又因材料可透視及掌握骨頭融合的狀況，此設計為夾心觀念，運用軟硬交替的結構，以達到接觸面穩固，而結構上有微動的機制以符合Wolff's Low來加強骨頭生長	69000	FBZ004070001	1.慎選尺寸2.對於鈦合金或聚醚醚酮過敏的患者不宜使用
3252	康鉑腰椎椎間盤融合器 COMBO LUMBAR DISC CAGE RAINBOO 8X28MM 5° AS:A-SPINE 598-08288H	COMBO LUMBAR DISC CAGE RAINBOO 8X28MM 5° AS:A-SPINE 598-08288H	"此產品運用兩種材料鈦合金結合聚醚醚酮的特性，以改善目前現有核可產品的缺點，經由微創手術縮短住院天數,增加病患的療效。"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"1.可透過微創手術進行2.透過材料特性的差異,也可達到彈性動態的模擬狀態3.上下面為鈦金屬以加強初步和end Plate的契合度及加強穩定度；鈦合金和骨質細胞的相容度極高及易與骨細胞結合在一起。"	上下金屬中間為PEEK材質可達到減輕重量，以符合骨骼症病患使用，又因材料可透視及掌握骨頭融合的狀況，此設計為夾心觀念，運用軟硬交替的結構，以達到接觸面穩固，而結構上有微動的機制以符合Wolff's Low來加強骨頭生長	88000	FBZ003878002	1.慎選尺寸2.對於鈦合金或聚醚醚酮過敏的患者不宜使用
3253	康鉑腰椎椎間盤融合器 COMBO LUMBAR DISC CAGE RAINBOO 12X28MM 5° AS:A-SPINE 598-12288H	COMBO LUMBAR DISC CAGE RAINBOO 12X28MM 5° AS:A-SPINE 598-12288H	"此產品運用兩種材料鈦合金結合聚醚醚酮的特性，以改善目前現有核可產品的缺點，經由微創手術縮短住院天數,增加病患的療效。"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"1.可透過微創手術進行2.透過材料特性的差異,也可達到彈性動態的模擬狀態3.上下面為鈦金屬以加強初步和end Plate的契合度及加強穩定度；鈦合金和骨質細胞的相容度極高及易與骨細胞結合在一起。"	上下金屬中間為PEEK材質可達到減輕重量，以符合骨骼症病患使用，又因材料可透視及掌握骨頭融合的狀況，此設計為夾心觀念，運用軟硬交替的結構，以達到接觸面穩固，而結構上有微動的機制以符合Wolff's Low來加強骨頭生長	88000	FBZ003878002	1.慎選尺寸2.對於鈦合金或聚醚醚酮過敏的患者不宜使用
3254	康鉑腰椎椎間盤融合器 COMBO LUMBAR DISC CAGE XPLO 8X28MM 5° AS:A-SPINE 595-08288H	COMBO LUMBAR DISC CAGE XPLO 8X28MM 5° AS:A-SPINE 595-08288H	"此產品運用兩種材料鈦合金結合聚醚醚酮的特性，以改善目前現有核可產品的缺點，經由微創手術縮短住院天數,增加病患的療效。"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"1.可透過微創手術進行2.透過材料特性的差異,也可達到彈性動態的模擬狀態3.上下面為鈦金屬以加強初步和end Plate的契合度及加強穩定度；鈦合金和骨質細胞的相容度極高及易與骨細胞結合在一起。"	上下金屬中間為PEEK材質可達到減輕重量，以符合骨骼症病患使用，又因材料可透視及掌握骨頭融合的狀況，此設計為夾心觀念，運用軟硬交替的結構，以達到接觸面穩固，而結構上有微動的機制以符合Wolff's Low來加強骨頭生長	88000	FBZ003878002	1.慎選尺寸2.對於鈦合金或聚醚醚酮過敏的患者不宜使用
3255	康鉑腰椎椎間盤融合器 COMBO LUMBAR DISC CAGE XPLO 12X28MM 5° AS:A-SPINE 595-12288H	COMBO LUMBAR DISC CAGE XPLO 12X28MM 5° AS:A-SPINE 595-12288H	"此產品運用兩種材料鈦合金結合聚醚醚酮的特性，以改善目前現有核可產品的缺點，經由微創手術縮短住院天數,增加病患的療效。"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"1.可透過微創手術進行2.透過材料特性的差異,也可達到彈性動態的模擬狀態3.上下面為鈦金屬以加強初步和end Plate的契合度及加強穩定度；鈦合金和骨質細胞的相容度極高及易與骨細胞結合在一起。"	上下金屬中間為PEEK材質可達到減輕重量，以符合骨骼症病患使用，又因材料可透視及掌握骨頭融合的狀況，此設計為夾心觀念，運用軟硬交替的結構，以達到接觸面穩固，而結構上有微動的機制以符合Wolff's Low來加強骨頭生長	88000	FBZ003878002	1.慎選尺寸2.對於鈦合金或聚醚醚酮過敏的患者不宜使用
3256	利嘉修鬚彎型小鉗口手術閉合器/分割器 LIGASURE CURVED SMALL JAW OPEN SEALER/ DIVIDER AS:COVIDIEN LF1212	LIGASURE CURVED SMALL JAW OPEN SEALER/ DIVIDER AS:COVIDIEN LF1212	1. 手術中可快速結紮止血並切割組織,減少出血. 2.利用自體組織彈性纖維及蛋白質閉合止血,無異物反應,組織復原快	無	1. 可結紮並切割7mm以下之血管組織 2. 結紮速度快,2~4sec 可完成結紮 3.可選擇手控或腳控方便使用者使用	目前健保無給付類似品項	25700	SAY023037001	不可使用於輸卵管結紮術
3257	善舒樂雙片式墊高貼環 60MM CUTTABLE:15-43MM AS:COLOPLAST 11031	SENSURA CONVEX LIGHT BASEPLATE 60MM CUTTABLE:15-43MM AS:COLOPLAST 11031	善舒樂墊高貼環適用於體型肥胖及造口回縮情形的造口者使用,且柔軟服貼,具絕佳抗侵蝕作用不易溶解更能保護皮膚	無	善舒樂墊高貼環適用於體型肥胖及造口回縮情形的造口者使用,且柔軟服貼,具絕佳抗侵蝕作用不易溶解更能保護皮膚	無	250	BBZ007838002	醫師指示下使用
3258	高速氣鑽圓形鑽頭 FLUTED BALL 2MM X 15CM AS:ANSPACH MA15-2SB	FLUTED BALL 2MM X 15CM AS:ANSPACH MA15-2SB	術中使用高速氣鑽馬達，可於手術時輕易且安全將硬組織切割	無	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險	8900	FNX011461001	不可重複使用
3259	高速氣鑽圓形鑽頭 FLUTED BALL 3MM X 15CM AS:ANSPACH MA15-3SB	FLUTED BALL 3MM X 15CM AS:ANSPACH MA15-3SB	術中使用高速氣鑽馬達，可於手術時輕易且安全將硬組織切割	無	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險	8900	FNX011461001	不可重複使用
3260	圓型鑽頭 FLUTED BALL 4MM AS:ANSPACH L-4B	FLUTED BALL 4MM AS:ANSPACH L-4B	術中使用高速氣鑽馬達，可於手術時輕易且安全將硬組織切割	無	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險	6100	FNX011461001	不可重複使用
3261	圓型鑽頭 FLUTED BALL 5MM AS:ANSPACH L-5B	FLUTED BALL 5MM AS:ANSPACH L-5B	術中使用高速氣鑽馬達，可於手術時輕易且安全將硬組織切割	無	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險	6100	FNX011461001	不可重複使用
3262	小孩開顱鋸 FLUTED ROUTER 1.4MM X 12.8MM AS:ANSPACH P-CRN	FLUTED ROUTER 1.4MM X 12.8MM AS:ANSPACH P-CRN	術中使用高速氣鑽馬達，可於手術時輕易且安全將硬組織切割	無	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險	6100	FNX011461001	不可重複使用
3263	開顱鋸 SPIRAL ROUTER FOR CRANI-A ATTACHMENT 2.15MM X 22MM AS:ANSPACH A-CRN-S	SPIRAL ROUTER FOR CRANI-A ATTACHMENT 2.15MM X 22MM AS:ANSPACH A-CRN-S	術中使用高速氣鑽馬達，可於手術時輕易且安全將硬組織切割	無	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險	6100	FNX011461001	不可重複使用
3264	圓型鑽頭 FLUTED BALL STANDARD 2MM AS:ANSPACH S-2SB	FLUTED BALL STANDARD 2MM AS:ANSPACH S-2SB	術中使用高速氣鑽馬達，可於手術時輕易且安全將硬組織切割	無	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險	6100	FNX011461001	不可重複使用
3265	圓型鑽頭 FLUTED BALL STANDARD 3MM AS:ANSPACH S-3SB	FLUTED BALL STANDARD 3MM AS:ANSPACH S-3SB	術中使用高速氣鑽馬達，可於手術時輕易且安全將硬組織切割	無	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險	6100	FNX011461001	不可重複使用

3266	圓型鑽頭 FLUTED BALL 4MM AS:ANSPACH S-4B	FLUTED BALL 4MM AS:ANSPACH S-4B	術中使用高速氣鑽馬達，可於手術時輕易且安全將硬組織切割	無	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險	6100	FNX011461001	不可重複使用
3267	圓型鑽頭 FLUTED BALL 5MM AS:ANSPACH S-5B	FLUTED BALL 5MM AS:ANSPACH S-5B	術中使用高速氣鑽馬達，可於手術時輕易且安全將硬組織切割	無	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險	6100	FNX011461001	不可重複使用
3268	圓型鑽頭 FLUTED BALL STANDARD 2MM AS:ANSPACH M-2SB	FLUTED BALL STANDARD 2MM AS:ANSPACH M-2SB	術中使用高速氣鑽馬達，可於手術時輕易且安全將硬組織切割	無	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險	6100	FNX011461001	不可重複使用
3269	圓型鑽頭 FLUTED BALL STANDARD 3MM AS:ANSPACH M-3SB	FLUTED BALL STANDARD 3MM AS:ANSPACH M-3SB	術中使用高速氣鑽馬達，可於手術時輕易且安全將硬組織切割	無	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險	6100	FNX011461001	不可重複使用
3270	圓型鑽頭 FLUTED BALL 4MM AS:ANSPACH M-4B	FLUTED BALL 4MM AS:ANSPACH M-4B	術中使用高速氣鑽馬達，可於手術時輕易且安全將硬組織切割	無	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險	6100	FNX011461001	不可重複使用
3271	圓型鑽頭 FLUTED BALL 5MM AS:ANSPACH M-5B	FLUTED BALL 5MM AS:ANSPACH M-5B	術中使用高速氣鑽馬達，可於手術時輕易且安全將硬組織切割	無	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險	6100	FNX011461001	不可重複使用
3272	圓型鑽頭 FLUTED BALL STANDARD 2MM AS:ANSPACH L-2SB	FLUTED BALL STANDARD 2MM AS:ANSPACH L-2SB	術中使用高速氣鑽馬達，可於手術時輕易且安全將硬組織切割	無	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險	6100	FNX011461001	不可重複使用
3273	圓型鑽頭 FLUTED BALL STANDARD 3MM AS:ANSPACH L-3SB	FLUTED BALL STANDARD 3MM AS:ANSPACH L-3SB	術中使用高速氣鑽馬達，可於手術時輕易且安全將硬組織切割	無	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險	6100	FNX011461001	不可重複使用
3274	圓型鑽石型鑽頭 DIAMOND BALL STANDARD 2MM AS:ANSPACH M-2SD	DIAMOND BALL STANDARD 2MM AS:ANSPACH M-2SD	術中使用高速氣鑽馬達，可於手術時輕易且安全將硬組織切割	無	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險	6100	FNX011461001	不可重複使用
3275	圓型鑽石型鑽頭 DIAMOND BALL STANDARD 3MM AS:ANSPACH M-3SD	DIAMOND BALL STANDARD 3MM AS:ANSPACH M-3SD	術中使用高速氣鑽馬達，可於手術時輕易且安全將硬組織切割	無	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險	6100	FNX011461001	不可重複使用
3276	圓型精細鑽石型鑽頭 DIAMOND BALL 4MM AS:ANSPACH M-4D	DIAMOND BALL 4MM AS:ANSPACH M-4D	術中使用高速氣鑽馬達，可於手術時輕易且安全將硬組織切割	無	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險	6100	FNX011461001	不可重複使用
3277	圓型精細鑽石型鑽頭 DIAMOND BALL 5MM AS:ANSPACH M-5D	DIAMOND BALL 5MM AS:ANSPACH M-5D	術中使用高速氣鑽馬達，可於手術時輕易且安全將硬組織切割	無	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險	6100	FNX011461001	不可重複使用
3278	圓型鑽石型鑽頭 DIAMOND BALL STANDARD 2MM AS:ANSPACH L-2SD	DIAMOND BALL STANDARD 2MM AS:ANSPACH L-2SD	術中使用高速氣鑽馬達，可於手術時輕易且安全將硬組織切割	無	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險	6100	FNX011461001	不可重複使用
3279	圓型鑽石型鑽頭 DIAMOND BALL STANDARD 3MM AS:ANSPACH L-3SD	DIAMOND BALL STANDARD 3MM AS:ANSPACH L-3SD	術中使用高速氣鑽馬達，可於手術時輕易且安全將硬組織切割	無	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險	6100	FNX011461001	不可重複使用
3280	圓型精細鑽石型鑽頭 DIAMOND BALL 4MM AS:ANSPACH L-4D	DIAMOND BALL 4MM AS:ANSPACH L-4D	術中使用高速氣鑽馬達，可於手術時輕易且安全將硬組織切割	無	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險	6100	FNX011461001	不可重複使用
3281	圓型精細鑽石型鑽頭 DIAMOND BALL 5MM AS:ANSPACH L-5D	DIAMOND BALL 5MM AS:ANSPACH L-5D	術中使用高速氣鑽馬達，可於手術時輕易且安全將硬組織切割	無	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險	6100	FNX011461001	不可重複使用
3282	鑽石型鑽頭 DIAMOND BALL 2MM X 15CM AS:ANSPACH MA15-2SD	DIAMOND BALL 2MM X 15CM AS:ANSPACH MA15-2SD	術中使用高速氣鑽馬達，可於手術時輕易且安全將硬組織切割	無	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險	8900	FNX011461001	不可重複使用
3283	鑽石型鑽頭 DIAMOND BALL 3MM X 15CM AS:ANSPACH MA15-3SD	DIAMOND BALL 3MM X 15CM AS:ANSPACH MA15-3SD	術中使用高速氣鑽馬達，可於手術時輕易且安全將硬組織切割	無	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險	8900	FNX011461001	不可重複使用
3284	鑽石型鑽頭 DIAMOND BALL 4MM X 15CM AS:ANSPACH MA15-4D	DIAMOND BALL 4MM X 15CM AS:ANSPACH MA15-4D	術中使用高速氣鑽馬達，可於手術時輕易且安全將硬組織切割	無	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險	8900	FNX011461001	不可重複使用
3285	粗糙面火柴鑽石型鑽頭 COARSE DIAMOND MATCHSTICK 3MM X 15CM AS:ANSPACH MA15-8NSDC	COARSE DIAMOND MATCHSTICK 3MM X 15CM AS:ANSPACH MA15-8NSDC	術中使用高速氣鑽馬達，可於手術時輕易且安全將硬組織切割	無	開顱及開脊椎手術硬組織安全有效率切除	使用低速鑽及手搖鑽增加開刀失敗風險	8900	FNX011461001	不可重複使用
3286	奈維可吸收性組織修補片 片狀 NEOVEIL ABSORBABLE POLYGLYCOLIC ACID FELT SHEET TYPE 100X50X0.15MM AS:GUNZE NV-M-015G	NEOVEIL ABSORBABLE POLYGLYCOLIC ACID FELT SHEET TYPE 100X50X0.15MM AS:GUNZE NV-M-015G	新醫材，用以補強脆弱器官的縫合處，國外臨床資料顯示本品能有效預防肺部手術後之氣漏或消化道手術後之消化液外漏。	無	本產品約15週可被吸收，如同可吸收的PGA縫合材料，所以適合使用在不需長時間產合的傷口。	目前無健保給品項用於防堵術後肺部漏氣	22000	FSZ027776005	1.不可用在有過多張力和重量作用於本產品的狀況，亦不可用在強化時藉由自身重量壓迫該區域的狀況。
3287	奈維可吸收性組織修補片 管狀 NEOVEIL ABSORBABLE POLYGLYCOLIC ACID FELT TUBE TYPE AS:GUNZE NV-ET-M45E-2	NEOVEIL ABSORBABLE POLYGLYCOLIC ACID FELT TUBE TYPE AS:GUNZE NV-ET-M45E-2	新醫材，用以補強脆弱器官的縫合處，國外臨床資料顯示本品能有效預防肺部手術後之氣漏或消化道手術後之消化液外漏。	無	本產品約15週可被吸收，如同可吸收的PGA縫合材料，所以適合使用在不需長時間產合的傷口。	目前無健保給品項用於防堵術後肺部漏氣	10500	FSZ027776006	1.不可用在有過多張力和重量作用於本產品的狀況，亦不可用在強化時藉由自身重量壓迫該區域的狀況。
3288	奈維可吸收性組織修補片 管狀 NEOVEIL ABSORBABLE POLYGLYCOLIC ACID FELT TUBE TYPE AS:GUNZE NV-ET-M60E-2	NEOVEIL ABSORBABLE POLYGLYCOLIC ACID FELT TUBE TYPE AS:GUNZE NV-ET-M60E-2	新醫材，用以補強脆弱器官的縫合處，國外臨床資料顯示本品能有效預防肺部手術後之氣漏或消化道手術後之消化液外漏。	無	本產品約15週可被吸收，如同可吸收的PGA縫合材料，所以適合使用在不需長時間產合的傷口。	目前無健保給品項用於防堵術後肺部漏氣	10500	FSZ027776007	1.不可用在有過多張力和重量作用於本產品的狀況，亦不可用在強化時藉由自身重量壓迫該區域的狀況。
3289	奈維可吸收性組織修補片 管狀 NEOVEIL ABSORBABLE POLYGLYCOLIC ACID FELT TUBE TYPE AS:GUNZE NV-ET-M45A-2	NEOVEIL ABSORBABLE POLYGLYCOLIC ACID FELT TUBE TYPE AS:GUNZE NV-ET-M45A-2	新醫材，用以補強脆弱器官的縫合處，國外臨床資料顯示本品能有效預防肺部手術後之氣漏或消化道手術後之消化液外漏。	無	本產品約15週可被吸收，如同可吸收的PGA縫合材料，所以適合使用在不需長時間產合的傷口。	目前無健保給品項用於防堵術後肺部漏氣	10500	FSZ027776008	1.不可用在有過多張力和重量作用於本產品的狀況，亦不可用在強化時藉由自身重量壓迫該區域的狀況。
3290	奈維可吸收性組織修補片 管狀 NEOVEIL ABSORBABLE POLYGLYCOLIC ACID FELT TUBE TYPE AS:GUNZE NV-ET-M60A-2	NEOVEIL ABSORBABLE POLYGLYCOLIC ACID FELT TUBE TYPE AS:GUNZE NV-ET-M60A-2	新醫材，用以補強脆弱器官的縫合處，國外臨床資料顯示本品能有效預防肺部手術後之氣漏或消化道手術後之消化液外漏。	無	本產品約15週可被吸收，如同可吸收的PGA縫合材料，所以適合使用在不需長時間產合的傷口。	目前無健保給品項用於防堵術後肺部漏氣	10500	FSZ027776009	1.不可用在有過多張力和重量作用於本產品的狀況，亦不可用在強化時藉由自身重量壓迫該區域的狀況。
3291	微囊克球囊椎體成形術套組 VESICA KYPHOPLASTY SYSTEM AS:CMT VCFX-UP01-402MT	VESICA KYPHOPLASTY SYSTEM AS:CMT VCFX-UP01-402MT	使用於球囊椎體成形術。此系統主要用於脊椎壓迫性骨折、脊椎爆裂性骨折後的椎體骨水泥成形術。	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低。	"本品項撐開主要氣球材質更強韌,較韓國品牌更不易破損、可幫助病患有效恢復椎體高度，提供雙球囊6ml可幫助壓扁的椎體撐開更多空腔及更高的椎體高度有效幫助椎體復位。"	無	66000	FBZ005379001	僅可使用25ML容量的可控制式注入裝置含壓力表擴張球囊，僅可使用經核准之液態顯影劑填充球囊，不得使用空氣或其他氣體填充球囊，球囊的擴張特性，會隨骨骼內部的擴張而有所改變。
3292	微囊克球囊椎體成形術套組 VESICA KYPHOPLASTY SYSTEM AS:CMT VCFX-UP01-402MD	VESICA KYPHOPLASTY SYSTEM AS:CMT VCFX-UP01-402MD	使用於球囊椎體成形術。此系統主要用於脊椎壓迫性骨折、脊椎爆裂性骨折後的椎體骨水泥成形術。	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低。	"本品項撐開主要氣球材質更強韌,較韓國品牌更不易破損、可幫助病患有效恢復椎體高度，提供雙球囊6ml可幫助壓扁的椎體撐開更多空腔及更高的椎體高度有效幫助椎體復位。"	無	66000	FBZ005379001	僅可使用25ML容量的可控制式注入裝置含壓力表擴張球囊，僅可使用經核准之液態顯影劑填充球囊，不得使用空氣或其他氣體填充球囊，球囊的擴張特性，會隨骨骼內部的擴張而有所改變。
3293	微囊克球囊椎體成形術套組 VESICA KYPHOPLASTY SYSTEM AS:CMT VCFX-UP01-402LT	VESICA KYPHOPLASTY SYSTEM AS:CMT VCFX-UP01-402LT	使用於球囊椎體成形術。此系統主要用於脊椎壓迫性骨折、脊椎爆裂性骨折後的椎體骨水泥成形術。	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低。	"本品項撐開主要氣球材質更強韌,較韓國品牌更不易破損、可幫助病患有效恢復椎體高度，提供雙球囊6ml可幫助壓扁的椎體撐開更多空腔及更高的椎體高度有效幫助椎體復位。"	無	80000	FBZ005379002	僅可使用25ML容量的可控制式注入裝置含壓力表擴張球囊，僅可使用經核准之液態顯影劑填充球囊，不得使用空氣或其他氣體填充球囊，球囊的擴張特性，會隨骨骼內部的擴張而有所改變。
3294	微囊克球囊椎體成形術套組 VESICA KYPHOPLASTY SYSTEM AS:CMT VCFX-UP01-402LD	VESICA KYPHOPLASTY SYSTEM AS:CMT VCFX-UP01-402LD	使用於球囊椎體成形術。此系統主要用於脊椎壓迫性骨折、脊椎爆裂性骨折後的椎體骨水泥成形術。	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低。	"本品項撐開主要氣球材質更強韌,較韓國品牌更不易破損、可幫助病患有效恢復椎體高度，提供雙球囊6ml可幫助壓扁的椎體撐開更多空腔及更高的椎體高度有效幫助椎體復位。"	無	80000	FBZ005379002	僅可使用25ML容量的可控制式注入裝置含壓力表擴張球囊，僅可使用經核准之液態顯影劑填充球囊，不得使用空氣或其他氣體填充球囊，球囊的擴張特性，會隨骨骼內部的擴張而有所改變。
3295	微囊克球囊椎體成形術套組 VESICA KYPHOPLASTY SYSTEM AS:CMT VCFX-UP01-402LB	VESICA KYPHOPLASTY SYSTEM AS:CMT VCFX-UP01-402LB	使用於球囊椎體成形術。此系統主要用於脊椎壓迫性骨折、脊椎爆裂性骨折後的椎體骨水泥成形術。	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低。	"本品項撐開主要氣球材質更強韌,較韓國品牌更不易破損、可幫助病患有效恢復椎體高度，提供雙球囊6ml可幫助壓扁的椎體撐開更多空腔及更高的椎體高度有效幫助椎體復位。"	無	80000	FBZ005379002	僅可使用25ML容量的可控制式注入裝置含壓力表擴張球囊，僅可使用經核准之液態顯影劑填充球囊，不得使用空氣或其他氣體填充球囊，球囊的擴張特性，會隨骨骼內部的擴張而有所改變。

3296	檢體袋(滅菌) 4"X6" VOLUME:200ML AS:COOK 054601	LAPSAC(STERILE) 4"X6" VOLUME:200ML AS:COOK 054601	本品用於手術去除組織或切碎組織時/或之前，用來分離組織。	無已知副作用	柔軟卻堅韌不易破裂的設計，讓醫生於手術時可更安心的處理檢體，完成手術	目前無健保品項	2400	BBY000019002	本產品為單次使用
3297	檢體袋(滅菌) 5"X8" VOLUME:750ML AS:COOK 054100	LAPSAC(STERILE) 5"X8" VOLUME:750ML AS:COOK 054100	本品用於手術去除組織或切碎組織時/或之前，用來分離組織。	無已知副作用	柔軟卻堅韌不易破裂的設計，讓醫生於手術時可更安心的處理檢體，完成手術	目前無健保品項	2400	BBY000019002	本產品為單次使用
3298	微賽克球囊椎體成形術套組 VESICA KYPHOPLASTY SYSTEM AS:CMT VCFX-UP01-402MB	VESICA KYPHOPLASTY SYSTEM AS:CMT VCFX-UP01-402MB	使用於球囊椎體成形術。此系統主要用於脊椎壓迫性骨折、脊椎爆裂性骨折後的椎體骨水泥成形術。	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低。	"本品項撐開主要氣球材質更強韌,較韓國品牌更不易破損、可幫助病患有效恢復椎體高度。提供雙球囊6ml可幫助壓扁的椎體撐開更多空腔及更高的椎體高度有效幫助椎體復位。"	無	66000	FBZ005379001	僅可使用25ML容量的可控制式注入裝置含壓力表擴張球囊。僅可使用經核准之液態顯影劑填充球囊。不得使用空氣或其他氣體填充球囊。球囊的擴張特性，會隨骨骼內部的擴張而有所改變。
3299	遮西微珠藥物傳遞栓塞系統 DC BEAD 2ML 70-150MM AS:BIOCOMPATIBLES DC2V001	DC BEAD DRUG DELIVERY EMBOLISATION SYSTEM 2ML 70-150MM AS:BIOCOMPATIBLES DC2V001	1) 提高腫瘤內的化療藥物濃度，使其對於治療腫瘤有較好的效果2) 減少化療藥物帶來的副作用3) 減少對肝功能的影響4) 降低栓塞後所產生的併發症(因目前已有健保給付類似治療惡性腫瘤之項目可使用，且此產品價格太高，故不?入給付)	可能包括但不限於下列情況：非治療標的處栓塞、組織損傷、非預期部位形成缺血、缺血性梗塞、肺部栓塞、過敏	1) 提高腫瘤內的化療藥物濃度，使其對於治療腫瘤有較好的效果2) 減少化療藥物帶來的副作用3) 減少對肝功能的影響4) 降低栓塞後所產生的併發症(因目前已有健保給付類似治療惡性腫瘤之項目可使用，且此產品價格太高，故不?入給付)	無	60000	CMZ020976001	唯有曾接受特定部位栓塞治療訓練的醫師，才可使用遮西微珠執行栓塞的治療，任何潛在併發症可能在任何時間發生。詳如中文仿單合訂本
3300	愛佛盧迅膽道支架系統-半覆膜 OD:8MM L:6CM AS:COOK EVO-PC-8-9-6-B	EVOLUTION BILIARY STENT SYSTEM- PARTIALLY COVERED OD:8MM L:6CM AS:COOK EVO-PC-8-9-6-B	膽道惡性腫瘤的壓迫所產生的膽道狹窄或阻塞的病人，可放置較常之時間及膽道擴張效果使膽汁能夠順暢引流。	支架兩端腫瘤過度生長	"1.此產品釋放系統為槍型握把可控制支架釋放之速度及支架長度2.此產品之釋放系統於置放過程中,支架展放80%後尚可回收支架重新定位及置放"	"自費品項:放置體內時間較長,擴張效果較佳,進而改善膽汁引流健保品項:為塑膠材質需定期每3個月更換及因腫瘤之壓迫其膽汁引流可能受影響"	51500	CDZ025758001	"1.切勿使用本產品於與適應症不符之任何用途2.支架放置需在放射線下執行。3.放置支假後,不應採取其他方式治療,如化療或放射。 "
3301	愛佛盧迅膽道支架系統-半覆膜 OD:10MM L:4CM AS:COOK EVO-PC-10-11-4-B	EVOLUTION BILIARY STENT SYSTEM- PARTIALLY COVERED OD:10MM L:4CM AS:COOK EVO-PC-10-11-4-B	膽道惡性腫瘤的壓迫所產生的膽道狹窄或阻塞的病人，可放置較常之時間及膽道擴張效果使膽汁能夠順暢引流。	支架兩端腫瘤過度生長	"1.此產品釋放系統為槍型握把可控制支架釋放之速度及支架長度2.此產品之釋放系統於置放過程中,支架展放80%後尚可回收支架重新定位及置放"	"自費品項:放置體內時間較長,擴張效果較佳,進而改善膽汁引流健保品項:為塑膠材質需定期每3個月更換及因腫瘤之壓迫其膽汁引流可能受影響"	51500	CDZ025758001	"1.切勿使用本產品於與適應症不符之任何用途2.支架放置需在放射線下執行。3.放置支假後,不應採取其他方式治療,如化療或放射。 "
3302	愛佛盧迅膽道支架系統-半覆膜 OD:10MM L:8CM AS:COOK EVO-PC-10-11-8-B	EVOLUTION BILIARY STENT SYSTEM- PARTIALLY COVERED OD:10MM L:8CM AS:COOK EVO-PC-10-11-8-B	膽道惡性腫瘤的壓迫所產生的膽道狹窄或阻塞的病人，可放置較常之時間及膽道擴張效果使膽汁能夠順暢引流。	支架兩端腫瘤過度生長	"1.此產品釋放系統為槍型握把可控制支架釋放之速度及支架長度2.此產品之釋放系統於置放過程中,支架展放80%後尚可回收支架重新定位及置放"	"自費品項:放置體內時間較長,擴張效果較佳,進而改善膽汁引流健保品項:為塑膠材質需定期每3個月更換及因腫瘤之壓迫其膽汁引流可能受影響"	51500	CDZ025758001	"1.切勿使用本產品於與適應症不符之任何用途2.支架放置需在放射線下執行。3.放置支假後,不應採取其他方式治療,如化療或放射。 "
3303	愛佛盧迅膽道支架系統-全覆膜 OD:8MM L:6CM AS:COOK EVO-FC-8-9-6-B	EVOLUTION BILIARY STENT SYSTEM- FULLY COVERED OD:8MM L:6CM AS:COOK EVO-FC-8-9-6-B	膽道惡性腫瘤的壓迫所產生的膽道狹窄或阻塞的病人，可放置較常之時間及膽道擴張效果使膽汁能夠順暢引流。	支架兩端腫瘤過度生長	"1.此產品釋放系統為槍型握把可控制支架釋放之速度及支架長度2.此產品之釋放系統於置放過程中,支架展放80%後尚可回收支架重新定位及置放"	"自費品項:放置體內時間較長,擴張效果較佳,進而改善膽汁引流健保品項:為塑膠材質需定期每3個月更換及因腫瘤之壓迫其膽汁引流可能受影響"	51500	CDZ025758001	"1.切勿使用本產品於與適應症不符之任何用途2.支架放置需在放射線下執行。3.放置支假後,不應採取其他方式治療,如化療或放射。 "
3304	愛佛盧迅膽道支架系統-全覆膜 OD:10MM L:4CM AS:COOK EVO-FC-10-11-4-B	EVOLUTION BILIARY STENT SYSTEM- FULLY COVERED OD:10MM L:4CM AS:COOK EVO-FC-10-11-4-B	膽道惡性腫瘤的壓迫所產生的膽道狹窄或阻塞的病人，可放置較常之時間及膽道擴張效果使膽汁能夠順暢引流。	支架兩端腫瘤過度生長	"1.此產品釋放系統為槍型握把可控制支架釋放之速度及支架長度2.此產品之釋放系統於置放過程中,支架展放80%後尚可回收支架重新定位及置放"	"自費品項:放置體內時間較長,擴張效果較佳,進而改善膽汁引流健保品項:為塑膠材質需定期每3個月更換及因腫瘤之壓迫其膽汁引流可能受影響"	51500	CDZ025758001	"1.切勿使用本產品於與適應症不符之任何用途2.支架放置需在放射線下執行。3.放置支假後,不應採取其他方式治療,如化療或放射。 "
3305	愛佛盧迅膽道支架系統-全覆膜 OD:10MM L:6CM AS:COOK EVO-FC-10-11-6-B	EVOLUTION BILIARY STENT SYSTEM- FULLY COVERED OD:10MM L:6CM AS:COOK EVO-FC-10-11-6-B	膽道惡性腫瘤的壓迫所產生的膽道狹窄或阻塞的病人，可放置較常之時間及膽道擴張效果使膽汁能夠順暢引流。	支架兩端腫瘤過度生長	"1.此產品釋放系統為槍型握把可控制支架釋放之速度及支架長度2.此產品之釋放系統於置放過程中,支架展放80%後尚可回收支架重新定位及置放"	"自費品項:放置體內時間較長,擴張效果較佳,進而改善膽汁引流健保品項:為塑膠材質需定期每3個月更換及因腫瘤之壓迫其膽汁引流可能受影響"	51500	CDZ025758001	"1.切勿使用本產品於與適應症不符之任何用途2.支架放置需在放射線下執行。3.放置支假後,不應採取其他方式治療,如化療或放射。 "
3306	雷泌克可女性尿道懸吊帶系統 CONTASURE REMEEX FEMALE ADJUSTABLE SYSTEM AS:NEOMEDIC SREM01	CONTASURE REMEEX FEMALE ADJUSTABLE SYSTEM AS:NEOMEDIC SREM01	本產品可根據患者需求進行調整，且終其一生可進行再調整。作為恥骨尿道吊帶，用於治療起因於尿道過動或內括約肌失能的女性應力性尿失禁。	1. 穿引針可能導致血管、神經、膀胱、或腸穿孔或糜爛。損傷的修護可能需要手術介入。2. 此裝置可能會導致疼痛、黏膜或其他組織糜爛、或本產品位移可能導致此裝置失敗，重複出現尿失禁問題。	1. 本產品為市場上唯一可根據病人需求進行調整，且終其一生可進行再調整的治療尿失禁產品。2. 針對嚴重尿失禁患者的治療效果高於九成3. 較低的併發症伴隨機率	1. 功能或效果優於同類特材。2. 副作用顯著低於同類特材。3. 對於ISD及中高程度失禁患者案例治癒率較其他品項來的高。4. 術後併發症比例與一般品項來的低。	143000	FSZ026181001	無
3307	里貝斯頸椎椎間融合器 Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 5X13MM AS:REBORN ESSENCE 848-05133	Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 5X13MM AS:REBORN ESSENCE 848-05133	為專利設計，屬可微動之頸椎椎間融合器，可用於頸椎第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術2.頸椎滑脫或是退化造成的不穩定3.員粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體4.產生微動,促進骨頭融合。"	無	72000	FBZ003330001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3308	里貝斯頸椎椎間融合器 Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 6X13MM AS:REBORN ESSENCE 848-06133	Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 6X13MM AS:REBORN ESSENCE 848-06133	為專利設計，屬可微動之頸椎椎間融合器，可用於頸椎第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術2.頸椎滑脫或是退化造成的不穩定3.員粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體4.產生微動,促進骨頭融合。"	無	72000	FBZ003330001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3309	里貝斯頸椎椎間融合器 Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 8X13MM AS:REBORN ESSENCE 848-08133	Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 8X13MM AS:REBORN ESSENCE 848-08133	為專利設計，屬可微動之頸椎椎間融合器，可用於頸椎第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術2.頸椎滑脫或是退化造成的不穩定3.員粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體4.產生微動,促進骨頭融合。"	無	72000	FBZ003330001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3310	里貝斯頸椎椎間融合器 Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 9X13MM AS:REBORN ESSENCE 848-09133	Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 9X13MM AS:REBORN ESSENCE 848-09133	為專利設計，屬可微動之頸椎椎間融合器，可用於頸椎第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術2.頸椎滑脫或是退化造成的不穩定3.員粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體4.產生微動,促進骨頭融合。"	無	72000	FBZ003330001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3311	里貝斯頸椎椎間融合器 Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 10X13MM AS:REBORN ESSENCE 848-10133	Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 10X13MM AS:REBORN ESSENCE 848-10133	為專利設計，屬可微動之頸椎椎間融合器，可用於頸椎第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術2.頸椎滑脫或是退化造成的不穩定3.員粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體4.產生微動,促進骨頭融合。"	無	72000	FBZ003330001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3312	里貝斯頸椎椎間融合器 Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 6X16X12MM AS:REBORN ESSENCE 848-0616B	Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 6X16X12MM AS:REBORN ESSENCE 848-0616B	為專利設計，屬可微動之頸椎椎間融合器，可用於頸椎第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術2.頸椎滑脫或是退化造成的不穩定3.員粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體4.產生微動,促進骨頭融合。"	無	72000	FBZ003330001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3313	里貝斯頸椎椎間融合器 Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 8X16X12MM AS:REBORN ESSENCE 848-0816B	Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 8X16X12MM AS:REBORN ESSENCE 848-0816B	為專利設計，屬可微動之頸椎椎間融合器，可用於頸椎第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術2.頸椎滑脫或是退化造成的不穩定3.員粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體4.產生微動,促進骨頭融合。"	無	72000	FBZ003330001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3314	里貝斯頸椎椎間融合器 Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 9X16X12MM AS:REBORN ESSENCE 848-0916B	Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 9X16X12MM AS:REBORN ESSENCE 848-0916B	為專利設計，屬可微動之頸椎椎間融合器，可用於頸椎第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術2.頸椎滑脫或是退化造成的不穩定3.員粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體4.產生微動,促進骨頭融合。"	無	72000	FBZ003330001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3315	里貝斯頸椎椎間融合器 Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 10X16X12MM AS:REBORN ESSENCE 848-1016B	Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 10X16X12MM AS:REBORN ESSENCE 848-1016B	為專利設計，屬可微動之頸椎椎間融合器，可用於頸椎第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術2.頸椎滑脫或是退化造成的不穩定3.員粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體4.產生微動,促進骨頭融合。"	無	72000	FBZ003330001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術

3316	里貝斯頸椎椎間融合器 Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 6X17X13MM AS:REBORN ESSENCE 848-0617B	Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 6X17X13MM AS:REBORN ESSENCE 848-0617B	為專利設計，屬可微動之頸椎椎間融合器，可用於頸椎第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術 2.頸椎滑脫或是退化造成的不穩定3.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體4.產生微動,促進骨頭融合。"	無	72000	FBZ003330001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3317	里貝斯頸椎椎間融合器 Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 8X17X13MM AS:REBORN ESSENCE 848-0817B	Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 8X17X13MM AS:REBORN ESSENCE 848-0817B	為專利設計，屬可微動之頸椎椎間融合器，可用於頸椎第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術 2.頸椎滑脫或是退化造成的不穩定3.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體4.產生微動,促進骨頭融合。"	無	72000	FBZ003330001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3318	里貝斯頸椎椎間融合器 Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 9X17X13MM AS:REBORN ESSENCE 848-0917B	Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 9X17X13MM AS:REBORN ESSENCE 848-0917B	為專利設計，屬可微動之頸椎椎間融合器，可用於頸椎第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術 2.頸椎滑脫或是退化造成的不穩定3.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體4.產生微動,促進骨頭融合。"	無	72000	FBZ003330001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3319	里貝斯頸椎椎間融合器 Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 10X17X13MM AS:REBORN ESSENCE 848-1017B	Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 10X17X13MM AS:REBORN ESSENCE 848-1017B	為專利設計，屬可微動之頸椎椎間融合器，可用於頸椎第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術 2.頸椎滑脫或是退化造成的不穩定3.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體4.產生微動,促進骨頭融合。"	無	72000	FBZ003330001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3320	里貝斯頸椎椎間融合器 Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 6X18X14MM AS:REBORN ESSENCE 848-0618B	Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 6X18X14MM AS:REBORN ESSENCE 848-0618B	為專利設計，屬可微動之頸椎椎間融合器，可用於頸椎第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術 2.頸椎滑脫或是退化造成的不穩定3.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體4.產生微動,促進骨頭融合。"	無	72000	FBZ003330001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3321	里貝斯頸椎椎間融合器 Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 7X18X14MM AS:REBORN ESSENCE 848-0718B	Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 7X18X14MM AS:REBORN ESSENCE 848-0718B	為專利設計，屬可微動之頸椎椎間融合器，可用於頸椎第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術 2.頸椎滑脫或是退化造成的不穩定3.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體4.產生微動,促進骨頭融合。"	無	72000	FBZ003330001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3322	里貝斯頸椎椎間融合器 Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 9X18X14MM AS:REBORN ESSENCE 848-0918B	Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 9X18X14MM AS:REBORN ESSENCE 848-0918B	為專利設計，屬可微動之頸椎椎間融合器，可用於頸椎第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術 2.頸椎滑脫或是退化造成的不穩定3.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體4.產生微動,促進骨頭融合。"	無	72000	FBZ003330001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3323	里貝斯頸椎椎間融合器 Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 10X18X14MM AS:REBORN ESSENCE 848-1018B	Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 10X18X14MM AS:REBORN ESSENCE 848-1018B	為專利設計，屬可微動之頸椎椎間融合器，可用於頸椎第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術 2.頸椎滑脫或是退化造成的不穩定3.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體4.產生微動,促進骨頭融合。"	無	72000	FBZ003330001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3324	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 9X24MM AS:REBORN ESSENCE 948-09243	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 9X24MM AS:REBORN ESSENCE 948-09243	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	61000	FBZ003326001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3325	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 10X24MM AS:REBORN ESSENCE 948-10243	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 10X24MM AS:REBORN ESSENCE 948-10243	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	61000	FBZ003326001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3326	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 12X24MM AS:REBORN ESSENCE 948-12243	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 12X24MM AS:REBORN ESSENCE 948-12243	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	61000	FBZ003326001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3327	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 13X24MM AS:REBORN ESSENCE 948-13243	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 13X24MM AS:REBORN ESSENCE 948-13243	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	61000	FBZ003326001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3328	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 15X24MM AS:REBORN ESSENCE 948-15243	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 15X24MM AS:REBORN ESSENCE 948-15243	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	61000	FBZ003326001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3329	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 8X26MM AS:REBORN ESSENCE 948-08263	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 8X26MM AS:REBORN ESSENCE 948-08263	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3330	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 10X26MM AS:REBORN ESSENCE 948-10263	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 10X26MM AS:REBORN ESSENCE 948-10263	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3331	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 11X26MM AS:REBORN ESSENCE 948-11263	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 11X26MM AS:REBORN ESSENCE 948-11263	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3332	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 13X26MM AS:REBORN ESSENCE 948-13263	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 13X26MM AS:REBORN ESSENCE 948-13263	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3333	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 14X26MM AS:REBORN ESSENCE 948-14263	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 14X26MM AS:REBORN ESSENCE 948-14263	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3334	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 8X28MM AS:REBORN ESSENCE 948-08283	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 8X28MM AS:REBORN ESSENCE 948-08283	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術

3335	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 9X28MM AS:REBORN ESSENCE 948-09283	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 9X28MM AS:REBORN ESSENCE 948-09283	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間隙植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3336	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 11X28MM AS:REBORN ESSENCE 948-11283	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 11X28MM AS:REBORN ESSENCE 948-11283	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間隙植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3337	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 12X28MM AS:REBORN ESSENCE 948-12283	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 12X28MM AS:REBORN ESSENCE 948-12283	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間隙植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3338	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 14X28MM AS:REBORN ESSENCE 948-14283	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 14X28MM AS:REBORN ESSENCE 948-14283	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間隙植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3339	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 15X28MM AS:REBORN ESSENCE 948-15283	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 15X28MM AS:REBORN ESSENCE 948-15283	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間隙植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3340	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 9X30MM AS:REBORN ESSENCE 948-09303	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 9X30MM AS:REBORN ESSENCE 948-09303	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間隙植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3341	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 10X30MM AS:REBORN ESSENCE 948-10303	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 10X30MM AS:REBORN ESSENCE 948-10303	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間隙植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3342	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 12X30MM AS:REBORN ESSENCE 948-12303	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 12X30MM AS:REBORN ESSENCE 948-12303	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間隙植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3343	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 13X30MM AS:REBORN ESSENCE 948-13303	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 13X30MM AS:REBORN ESSENCE 948-13303	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間隙植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3344	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 15X30MM AS:REBORN ESSENCE 948-15303	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 15X30MM AS:REBORN ESSENCE 948-15303	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間隙植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3345	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 8X32MM AS:REBORN ESSENCE 948-08323	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 8X32MM AS:REBORN ESSENCE 948-08323	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間隙植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3346	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 10X32MM AS:REBORN ESSENCE 948-10323	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 10X32MM AS:REBORN ESSENCE 948-10323	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間隙植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3347	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 11X32MM AS:REBORN ESSENCE 948-11323	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 11X32MM AS:REBORN ESSENCE 948-11323	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間隙植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3348	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 13X32MM AS:REBORN ESSENCE 948-13323	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 13X32MM AS:REBORN ESSENCE 948-13323	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間隙植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3349	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 14X32MM AS:REBORN ESSENCE 948-14323	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 14X32MM AS:REBORN ESSENCE 948-14323	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間隙植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3350	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 8X24MM AS:REBORN ESSENCE 948-0824A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 8X24MM AS:REBORN ESSENCE 948-0824A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	61000	FBZ003326001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間隙植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3351	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 9X24MM AS:REBORN ESSENCE 948-0924A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 9X24MM AS:REBORN ESSENCE 948-0924A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	61000	FBZ003326001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間隙植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3352	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 11X24MM AS:REBORN ESSENCE 948-1124A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 11X24MM AS:REBORN ESSENCE 948-1124A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	61000	FBZ003326001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間隙植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3353	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 12X24MM AS:REBORN ESSENCE 948-1224A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 12X24MM AS:REBORN ESSENCE 948-1224A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	61000	FBZ003326001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間隙植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術

3354	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 14X24MM AS:REBORN ESSENCE 948-1424A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 14X24MM AS:REBORN ESSENCE 948-1424A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	61000	FBZ003326001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3355	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 15X24MM AS:REBORN ESSENCE 948-1524A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 15X24MM AS:REBORN ESSENCE 948-1524A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	61000	FBZ003326001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3356	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 9X26MM AS:REBORN ESSENCE 948-0926A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 9X26MM AS:REBORN ESSENCE 948-0926A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3357	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 10X26MM AS:REBORN ESSENCE 948-1026A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 10X26MM AS:REBORN ESSENCE 948-1026A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3358	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 12X26MM AS:REBORN ESSENCE 948-1226A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 12X26MM AS:REBORN ESSENCE 948-1226A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3359	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 13X26MM AS:REBORN ESSENCE 948-1326A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 13X26MM AS:REBORN ESSENCE 948-1326A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3360	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 15X26MM AS:REBORN ESSENCE 948-1526A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 15X26MM AS:REBORN ESSENCE 948-1526A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3361	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 8X28MM AS:REBORN ESSENCE 948-0828A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 8X28MM AS:REBORN ESSENCE 948-0828A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3362	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 10X28MM AS:REBORN ESSENCE 948-1028A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 10X28MM AS:REBORN ESSENCE 948-1028A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3363	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 11X28MM AS:REBORN ESSENCE 948-1128A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 11X28MM AS:REBORN ESSENCE 948-1128A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3364	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 13X28MM AS:REBORN ESSENCE 948-1328A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 13X28MM AS:REBORN ESSENCE 948-1328A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3365	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 14X28MM AS:REBORN ESSENCE 948-1428A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 14X28MM AS:REBORN ESSENCE 948-1428A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3366	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 8X30MM AS:REBORN ESSENCE 948-0830A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 8X30MM AS:REBORN ESSENCE 948-0830A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3367	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 9X30MM AS:REBORN ESSENCE 948-0930A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 9X30MM AS:REBORN ESSENCE 948-0930A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3368	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 11X30MM AS:REBORN ESSENCE 948-1130A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 11X30MM AS:REBORN ESSENCE 948-1130A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3369	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 12X30MM AS:REBORN ESSENCE 948-1230A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 12X30MM AS:REBORN ESSENCE 948-1230A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3370	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 14X30MM AS:REBORN ESSENCE 948-1430A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 14X30MM AS:REBORN ESSENCE 948-1430A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3371	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 15X30MM AS:REBORN ESSENCE 948-1530A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 15X30MM AS:REBORN ESSENCE 948-1530A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3372	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 9X32MM AS:REBORN ESSENCE 948-0932A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 9X32MM AS:REBORN ESSENCE 948-0932A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術

3373	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 10X32MM AS:REBORN ESSENCE 948-1032A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 10X32MM AS:REBORN ESSENCE 948-1032A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3374	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 12X32MM AS:REBORN ESSENCE 948-1232A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 12X32MM AS:REBORN ESSENCE 948-1232A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3375	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 13X32MM AS:REBORN ESSENCE 948-1332A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 13X32MM AS:REBORN ESSENCE 948-1332A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3376	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 15X32MM AS:REBORN ESSENCE 948-1532A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 15X32MM AS:REBORN ESSENCE 948-1532A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3377	檢體袋(滅菌) 8"X10" VOLUME:1500ML AS:COOK 054800	LAPSAC(STERILE) 8"X10" VOLUME:1500ML AS:COOK 054800	本品用於手術去除組織或切碎組織時/或之前，用來分離組織。	無已知副作用	柔軟卻堅韌不易破裂的設計，讓醫生於手術時可更安心的處理檢體，完成手術	目前無健保品項	3150	BBY000019003	本產品為單次使用
3378	愛佛盧迅膽道支架系統-半覆膜 OD:8MM L:8CM AS:COOK EVO-PC-8-9-8-B	EVOLUTION BILIARY STENT SYSTEM- PARTIALLY COVERED OD:8MM L:8CM AS:COOK EVO-PC-8-9-8-B	膽道惡性腫瘤的壓迫所產生的膽道狹窄或阻塞的病人，可放置較常之時間及膽道擴張效果使膽汁能夠順暢引流。	支架兩端腫瘤過度生長	"1.此產品釋放系統為槍型握把可控制支架釋放之速度及支架長度2.此產品之釋放系統於置放過程中,支架展放80%後尚可回收支架重新定位及置放"	"自費品項:放置體內時間較長,擴張效果較佳,進而改善膽汁引流健保品項:為塑膠材質需定期每3個月更換及因腫瘤之壓迫其膽汁引流可能受影響"	51500	CDZ025758001	"1.切勿使用本產品於與適應症不符之任何用途2.支架放置需在放射線下執行。3.放置支假後,不應採取其他方式治療,如化療或放射。 "
3379	愛佛盧迅膽道支架系統-半覆膜 OD:10MM L:6CM AS:COOK EVO-PC-10-11-6-B	EVOLUTION BILIARY STENT SYSTEM- PARTIALLY COVERED OD:10MM L:6CM AS:COOK EVO-PC-10-11-6-B	膽道惡性腫瘤的壓迫所產生的膽道狹窄或阻塞的病人，可放置較常之時間及膽道擴張效果使膽汁能夠順暢引流。	支架兩端腫瘤過度生長	"1.此產品釋放系統為槍型握把可控制支架釋放之速度及支架長度2.此產品之釋放系統於置放過程中,支架展放80%後尚可回收支架重新定位及置放"	"自費品項:放置體內時間較長,擴張效果較佳,進而改善膽汁引流健保品項:為塑膠材質需定期每3個月更換及因腫瘤之壓迫其膽汁引流可能受影響"	51500	CDZ025758001	"1.切勿使用本產品於與適應症不符之任何用途2.支架放置需在放射線下執行。3.放置支假後,不應採取其他方式治療,如化療或放射。 "
3380	愛佛盧迅膽道支架系統-全覆膜 OD:8MM L:8CM AS:COOK EVO-FC-8-9-8-B	EVOLUTION BILIARY STENT SYSTEM- FULLY COVERED OD:8MM L:8CM AS:COOK EVO-FC-8-9-8-B	膽道惡性腫瘤的壓迫所產生的膽道狹窄或阻塞的病人，可放置較常之時間及膽道擴張效果使膽汁能夠順暢引流。	支架兩端腫瘤過度生長	"1.此產品釋放系統為槍型握把可控制支架釋放之速度及支架長度2.此產品之釋放系統於置放過程中,支架展放80%後尚可回收支架重新定位及置放"	"自費品項:放置體內時間較長,擴張效果較佳,進而改善膽汁引流健保品項:為塑膠材質需定期每3個月更換及因腫瘤之壓迫其膽汁引流可能受影響"	51500	CDZ025758001	"1.切勿使用本產品於與適應症不符之任何用途2.支架放置需在放射線下執行。3.放置支假後,不應採取其他方式治療,如化療或放射。 "
3381	愛佛盧迅膽道支架系統-全覆膜 OD:10MM L:8CM AS:COOK EVO-FC-10-11-8-B	EVOLUTION BILIARY STENT SYSTEM- FULLY COVERED OD:10MM L:8CM AS:COOK EVO-FC-10-11-8-B	膽道惡性腫瘤的壓迫所產生的膽道狹窄或阻塞的病人，可放置較常之時間及膽道擴張效果使膽汁能夠順暢引流。	支架兩端腫瘤過度生長	"1.此產品釋放系統為槍型握把可控制支架釋放之速度及支架長度2.此產品之釋放系統於置放過程中,支架展放80%後尚可回收支架重新定位及置放"	"自費品項:放置體內時間較長,擴張效果較佳,進而改善膽汁引流健保品項:為塑膠材質需定期每3個月更換及因腫瘤之壓迫其膽汁引流可能受影響"	51500	CDZ025758001	"1.切勿使用本產品於與適應症不符之任何用途2.支架放置需在放射線下執行。3.放置支假後,不應採取其他方式治療,如化療或放射。 "
3382	里貝斯頸椎椎間融合器 Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 7X13MM AS:REBORN ESSENCE 848-07133	Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 7X13MM AS:REBORN ESSENCE 848-07133	為專利設計，屬可微動之頸椎椎間融合器，可用於頸椎第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術2.頸椎滑脫或是退化造成的不穩定3.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體4.產生微動,促進骨頭融合。"	無	72000	FBZ003330001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3383	里貝斯頸椎椎間融合器 Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 5X16X12MM AS:REBORN ESSENCE 848-0516B	Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 5X16X12MM AS:REBORN ESSENCE 848-0516B	為專利設計，屬可微動之頸椎椎間融合器，可用於頸椎第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術2.頸椎滑脫或是退化造成的不穩定3.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體4.產生微動,促進骨頭融合。"	無	72000	FBZ003330001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3384	里貝斯頸椎椎間融合器 Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 7X16X12MM AS:REBORN ESSENCE 848-0716B	Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 7X16X12MM AS:REBORN ESSENCE 848-0716B	為專利設計，屬可微動之頸椎椎間融合器，可用於頸椎第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術2.頸椎滑脫或是退化造成的不穩定3.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體4.產生微動,促進骨頭融合。"	無	72000	FBZ003330001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3385	里貝斯頸椎椎間融合器 Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 5X17X13MM AS:REBORN ESSENCE 848-0517B	Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 5X17X13MM AS:REBORN ESSENCE 848-0517B	為專利設計，屬可微動之頸椎椎間融合器，可用於頸椎第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術2.頸椎滑脫或是退化造成的不穩定3.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體4.產生微動,促進骨頭融合。"	無	72000	FBZ003330001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3386	里貝斯頸椎椎間融合器 Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 7X17X13MM AS:REBORN ESSENCE 848-0717B	Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 7X17X13MM AS:REBORN ESSENCE 848-0717B	為專利設計，屬可微動之頸椎椎間融合器，可用於頸椎第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術2.頸椎滑脫或是退化造成的不穩定3.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體4.產生微動,促進骨頭融合。"	無	72000	FBZ003330001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3387	里貝斯頸椎椎間融合器 Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 5X18X14MM AS:REBORN ESSENCE 848-0518B	Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 5X18X14MM AS:REBORN ESSENCE 848-0518B	為專利設計，屬可微動之頸椎椎間融合器，可用於頸椎第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術2.頸椎滑脫或是退化造成的不穩定3.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體4.產生微動,促進骨頭融合。"	無	72000	FBZ003330001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3388	里貝斯頸椎椎間融合器 Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 8X18X14MM AS:REBORN ESSENCE 848-0818B	Z-BRACE CERVICAL INTERVERTEBRAL CAGE 8X18X14MM AS:REBORN ESSENCE 848-0818B	為專利設計，屬可微動之頸椎椎間融合器，可用於頸椎第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.第二節---第七節頸椎椎間盤退變之脊椎前路手術2.頸椎滑脫或是退化造成的不穩定3.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體4.產生微動,促進骨頭融合。"	無	72000	FBZ003330001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3389	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 8X24MM AS:REBORN ESSENCE 948-08243	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 8X24MM AS:REBORN ESSENCE 948-08243	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	61000	FBZ003326001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3390	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 11X24MM AS:REBORN ESSENCE 948-11243	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 11X24MM AS:REBORN ESSENCE 948-11243	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	61000	FBZ003326001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3391	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 14X24MM AS:REBORN ESSENCE 948-14243	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 14X24MM AS:REBORN ESSENCE 948-14243	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	61000	FBZ003326001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3392	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 9X26MM AS:REBORN ESSENCE 948-09263	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 9X26MM AS:REBORN ESSENCE 948-09263	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術

3393	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 12X26MM AS:REBORN ESSENCE 948-12263	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 12X26MM AS:REBORN ESSENCE 948-12263	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3394	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 15X26MM AS:REBORN ESSENCE 948-15263	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 15X26MM AS:REBORN ESSENCE 948-15263	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3395	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 10X28MM AS:REBORN ESSENCE 948-10283	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 10X28MM AS:REBORN ESSENCE 948-10283	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3396	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 13X28MM AS:REBORN ESSENCE 948-13283	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 13X28MM AS:REBORN ESSENCE 948-13283	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3397	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 8X30MM AS:REBORN ESSENCE 948-08303	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 8X30MM AS:REBORN ESSENCE 948-08303	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3398	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 11X30MM AS:REBORN ESSENCE 948-11303	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 11X30MM AS:REBORN ESSENCE 948-11303	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3399	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 14X30MM AS:REBORN ESSENCE 948-14303	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 14X30MM AS:REBORN ESSENCE 948-14303	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3400	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 9X32MM AS:REBORN ESSENCE 948-09323	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 9X32MM AS:REBORN ESSENCE 948-09323	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3401	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 12X32MM AS:REBORN ESSENCE 948-12323	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 12X32MM AS:REBORN ESSENCE 948-12323	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3402	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 15X32MM AS:REBORN ESSENCE 948-15323	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 15X32MM AS:REBORN ESSENCE 948-15323	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3403	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 10X24MM AS:REBORN ESSENCE 948-1024A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 10X24MM AS:REBORN ESSENCE 948-1024A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	61000	FBZ003326001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3404	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 13X24MM AS:REBORN ESSENCE 948-1324A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 13X24MM AS:REBORN ESSENCE 948-1324A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	61000	FBZ003326001	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3405	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 8X26MM AS:REBORN ESSENCE 948-0826A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 8X26MM AS:REBORN ESSENCE 948-0826A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3406	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 11X26MM AS:REBORN ESSENCE 948-1126A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 11X26MM AS:REBORN ESSENCE 948-1126A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3407	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 14X26MM AS:REBORN ESSENCE 948-1426A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 14X26MM AS:REBORN ESSENCE 948-1426A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3408	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 9X28MM AS:REBORN ESSENCE 948-0928A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 9X28MM AS:REBORN ESSENCE 948-0928A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3409	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 12X28MM AS:REBORN ESSENCE 948-1228A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 12X28MM AS:REBORN ESSENCE 948-1228A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3410	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 15X28MM AS:REBORN ESSENCE 948-1528A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 15X28MM AS:REBORN ESSENCE 948-1528A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3411	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 10X30MM AS:REBORN ESSENCE 948-1030A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 10X30MM AS:REBORN ESSENCE 948-1030A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術

3412	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 13X30MM AS:REBORN ESSENCE 948-1330A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 13X30MM AS:REBORN ESSENCE 948-1330A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植人物之材質過敏，植人物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3413	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 8X32MM AS:REBORN ESSENCE 948-0832A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 8X32MM AS:REBORN ESSENCE 948-0832A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植人物之材質過敏，植人物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3414	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 11X32MM AS:REBORN ESSENCE 948-1132A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 11X32MM AS:REBORN ESSENCE 948-1132A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植人物之材質過敏，植人物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3415	里貝斯腰椎椎間融合器 Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 14X32MM AS:REBORN ESSENCE 948-1432A	Z-BRACE LUMBAR INTERVERTEBRAL CAGE 14X32MM AS:REBORN ESSENCE 948-1432A	為專利設計，屬可微動之腰椎椎間融合器，可用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術，可提昇病患術後舒適度及加速骨融合	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術?傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植人物之材質過敏，植人物之抗力作使用骨密度降低	"1.具粗糙表面,增加摩擦力,防止術後脫出椎體 2.產生微動,促進骨頭融合3.用於腰椎L1—L5節 脊椎椎間盤退變之脊椎前後路手術合。"	無	89100	FBZ003326002	建議以脊椎內固定器加以固定，穩定性更佳，另可以兩個融合器之間除植骨，作椎體融合術或後側方植骨融合術
3416	股小球 FEMORAL HEAD 10/12 28MM - 3MM AS:UNITED 1204-1028	FEMORAL HEAD 10/12 28MM - 3MM AS:UNITED 1204-1028	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3417	股小球 FEMORAL HEAD 10/12 28MM +0MM AS:UNITED 1204-1128	FEMORAL HEAD 10/12 28MM +0MM AS:UNITED 1204-1128	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3418	股小球 FEMORAL HEAD 10/12 28MM +5MM AS:UNITED 1204-1428	FEMORAL HEAD 10/12 28MM +5MM AS:UNITED 1204-1428	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3419	股小球 FEMORAL HEAD 10/12 28MM +10MM AS:UNITED 1204-1828	FEMORAL HEAD 10/12 28MM +10MM AS:UNITED 1204-1828	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3420	股小球 FEMORAL HEAD 10/12 32MM - 3MM AS:UNITED 1204-1032	FEMORAL HEAD 10/12 32MM - 3MM AS:UNITED 1204-1032	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3421	股小球 FEMORAL HEAD 10/12 32MM +0MM AS:UNITED 1204-1132	FEMORAL HEAD 10/12 32MM +0MM AS:UNITED 1204-1132	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3422	股小球 FEMORAL HEAD 10/12 32MM +5MM AS:UNITED 1204-1432	FEMORAL HEAD 10/12 32MM +5MM AS:UNITED 1204-1432	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3423	股小球 FEMORAL HEAD 10/12 32MM +10MM AS:UNITED 1204-1832	FEMORAL HEAD 10/12 32MM +10MM AS:UNITED 1204-1832	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3424	股小球 FEMORAL HEAD 10/12 36MM - 3MM AS:UNITED 1204-1036	FEMORAL HEAD 10/12 36MM - 3MM AS:UNITED 1204-1036	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3425	股小球 FEMORAL HEAD 10/12 36MM +0MM AS:UNITED 1204-1136	FEMORAL HEAD 10/12 36MM +0MM AS:UNITED 1204-1136	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3426	股小球 FEMORAL HEAD 10/12 36MM +5MM AS:UNITED 1204-1436	FEMORAL HEAD 10/12 36MM +5MM AS:UNITED 1204-1436	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3427	股小球 FEMORAL HEAD 10/12 36MM +10MM AS:UNITED 1204-1836	FEMORAL HEAD 10/12 36MM +10MM AS:UNITED 1204-1836	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3428	股小球 FEMORAL HEAD 11/13 28MM - 3MM AS:UNITED 1204-3028	FEMORAL HEAD 11/13 28MM - 3MM AS:UNITED 1204-3028	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無

3429	股小球 FEMORAL HEAD 11/13 28MM +0MM AS:UNITED 1204-3128	FEMORAL HEAD 11/13 28MM +0MM AS:UNITED 1204-3128	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3430	股小球 FEMORAL HEAD 11/13 28MM +5MM AS:UNITED 1204-3428	FEMORAL HEAD 11/13 28MM +5MM AS:UNITED 1204-3428	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3431	股小球 FEMORAL HEAD 11/13 28MM +10MM AS:UNITED 1204-3828	FEMORAL HEAD 11/13 28MM +10MM AS:UNITED 1204-3828	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3432	股小球 FEMORAL HEAD 11/13 32MM -3MM AS:UNITED 1204-3032	FEMORAL HEAD 11/13 32MM -3MM AS:UNITED 1204-3032	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3433	股小球 FEMORAL HEAD 11/13 32MM +0MM AS:UNITED 1204-3132	FEMORAL HEAD 11/13 32MM +0MM AS:UNITED 1204-3132	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3434	股小球 FEMORAL HEAD 11/13 32MM +5MM AS:UNITED 1204-3432	FEMORAL HEAD 11/13 32MM +5MM AS:UNITED 1204-3432	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3435	股小球 FEMORAL HEAD 11/13 32MM +10MM AS:UNITED 1204-3832	FEMORAL HEAD 11/13 32MM +10MM AS:UNITED 1204-3832	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3436	股小球 FEMORAL HEAD 11/13 36MM -3MM AS:UNITED 1204-3036	FEMORAL HEAD 11/13 36MM -3MM AS:UNITED 1204-3036	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3437	股小球 FEMORAL HEAD 11/13 36MM +0MM AS:UNITED 1204-3136	FEMORAL HEAD 11/13 36MM +0MM AS:UNITED 1204-3136	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3438	股小球 FEMORAL HEAD 11/13 36MM +5MM AS:UNITED 1204-3436	FEMORAL HEAD 11/13 36MM +5MM AS:UNITED 1204-3436	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3439	股小球 FEMORAL HEAD 11/13 36MM +10MM AS:UNITED 1204-3836	FEMORAL HEAD 11/13 36MM +10MM AS:UNITED 1204-3836	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3440	股小球 FEMORAL HEAD 12/14 28MM -3MM AS:UNITED 1204-5028	FEMORAL HEAD 12/14 28MM -3MM AS:UNITED 1204-5028	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3441	股小球 FEMORAL HEAD 12/14 28MM +0MM AS:UNITED 1204-5128	FEMORAL HEAD 12/14 28MM +0MM AS:UNITED 1204-5128	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3442	股小球 FEMORAL HEAD 12/14 28MM +5MM AS:UNITED 1204-5428	FEMORAL HEAD 12/14 28MM +5MM AS:UNITED 1204-5428	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3443	股小球 FEMORAL HEAD 12/14 28MM +10MM AS:UNITED 1204-5828	FEMORAL HEAD 12/14 28MM +10MM AS:UNITED 1204-5828	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3444	股小球 FEMORAL HEAD 12/14 32MM -3MM AS:UNITED 1204-5032	FEMORAL HEAD 12/14 32MM -3MM AS:UNITED 1204-5032	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無

3445	股小球 FEMORAL HEAD 12/14 32MM +0MM AS:UNITED 1204-5132	FEMORAL HEAD 12/14 32MM +0MM AS:UNITED 1204-5132	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3446	股小球 FEMORAL HEAD 12/14 32MM +5MM AS:UNITED 1204-5432	FEMORAL HEAD 12/14 32MM +5MM AS:UNITED 1204-5432	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3447	股小球 FEMORAL HEAD 12/14 32MM +10MM AS:UNITED 1204-5832	FEMORAL HEAD 12/14 32MM +10MM AS:UNITED 1204-5832	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3448	股小球 FEMORAL HEAD 12/14 36MM -3MM AS:UNITED 1204-5036	FEMORAL HEAD 12/14 36MM -3MM AS:UNITED 1204-5036	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3449	股小球 FEMORAL HEAD 12/14 36MM +0MM AS:UNITED 1204-5136	FEMORAL HEAD 12/14 36MM +0MM AS:UNITED 1204-5136	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3450	股小球 FEMORAL HEAD 12/14 36MM +5MM AS:UNITED 1204-5436	FEMORAL HEAD 12/14 36MM +5MM AS:UNITED 1204-5436	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3451	股小球 FEMORAL HEAD 12/14 36MM +10MM AS:UNITED 1204-5836	FEMORAL HEAD 12/14 36MM +10MM AS:UNITED 1204-5836	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3452	股小球 FEMORAL HEAD 14/16 28MM -3MM AS:UNITED 1204-7028	FEMORAL HEAD 14/16 28MM -3MM AS:UNITED 1204-7028	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3453	股小球 FEMORAL HEAD 14/16 28MM +0MM AS:UNITED 1204-7128	FEMORAL HEAD 14/16 28MM +0MM AS:UNITED 1204-7128	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3454	股小球 FEMORAL HEAD 14/16 28MM +5MM AS:UNITED 1204-7428	FEMORAL HEAD 14/16 28MM +5MM AS:UNITED 1204-7428	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3455	股小球 FEMORAL HEAD 14/16 28MM +10MM AS:UNITED 1204-7828	FEMORAL HEAD 14/16 28MM +10MM AS:UNITED 1204-7828	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3456	股小球 FEMORAL HEAD 14/16 32MM -3MM AS:UNITED 1204-7032	FEMORAL HEAD 14/16 32MM -3MM AS:UNITED 1204-7032	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3457	股小球 FEMORAL HEAD 14/16 32MM +0MM AS:UNITED 1204-7132	FEMORAL HEAD 14/16 32MM +0MM AS:UNITED 1204-7132	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3458	股小球 FEMORAL HEAD 14/16 32MM +5MM AS:UNITED 1204-7432	FEMORAL HEAD 14/16 32MM +5MM AS:UNITED 1204-7432	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3459	股小球 FEMORAL HEAD 14/16 32MM +10MM AS:UNITED 1204-7832	FEMORAL HEAD 14/16 32MM +10MM AS:UNITED 1204-7832	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3460	股小球 FEMORAL HEAD 14/16 36MM -3MM AS:UNITED 1204-7036	FEMORAL HEAD 14/16 36MM -3MM AS:UNITED 1204-7036	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無

3461	股小球 FEMORAL HEAD 14/16 36MM +0MM AS:UNITED 1204-7136	FEMORAL HEAD 14/16 36MM +0MM AS:UNITED 1204-7136	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3462	股小球 FEMORAL HEAD 14/16 36MM +5MM AS:UNITED 1204-7436	FEMORAL HEAD 14/16 36MM +5MM AS:UNITED 1204-7436	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3463	股小球 FEMORAL HEAD 14/16 36MM +10MM AS:UNITED 1204-7836	FEMORAL HEAD 14/16 36MM +10MM AS:UNITED 1204-7836	再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	再置換式股小球為高度拋光之鈷鉻鉬合金製成，提供股骨柄的使用者於人工髖關節再置換手術時使用。再置換式股小球在設計上有10/12、11/13、12/14與14/16四種不同的莫式錐度，可與軸頸設計相同莫式錐度的各廠家的股骨柄錐度互相搭配。	無	18000	FBHHR1204XU0	無
3464	真空動力式胸腔引流系統 2300ML AS:BIOMETRIX NC-5512	VACUUM-POWERED BODY FLUID SUCTION CHEST DRAINAGE SYSTEM 2300ML AS:BIOMETRIX NC-5512	三瓶式設計，輕巧方便，具防倒裝置，抽吸控制瓶可以控制抽吸力道，也可觀察病人氣漏嚴重程度，單次使用減少感染機率(已申請健保，等待納入健保給付中)	無	三瓶式設計，輕巧方便，具防倒裝置，抽吸控制瓶可以控制抽吸力道，也可觀察病人氣漏嚴重程度，單次使用減少感染機率	可以控制抽吸力道	2600	CDPN2A5505B4	勿重複使用，包裝如有損毀請勿使用
3465	可吞式腸胃道膠囊攝影系統 膠囊內視鏡 10.8X24MM AS:INTROMEDIC MC-1000	可吞式腸胃道膠囊攝影系統 膠囊內視鏡 10.8X24MM AS:INTROMEDIC MC-1000	本產品為小腸黏膜的成像工具,用以偵測小腸異常情形	無	MircoCam是一種可吞式膠囊內視鏡,用於記錄並無線傳輸小腸影像.透過軟體MiroView來記錄小腸	無	37000	CFE04237846J	不適用於已知或懷疑有胃腸道阻塞、穿孔或狹窄的病人、不適用於吞嚥有困難的病人、不適用於有溝通障礙的病人、不適用於消化不良或腸道排空緩慢的病人、不適用於孕婦、嬰兒或有癲癇病史者、不適用於小腸憩室病人、不適用於裝有除顫器的病人、及不適用於醫師不建議使用的病人。
3466	索維可吸收性組織修補片 片狀 NEOVEIL ABSORBABLE POLYGLYCOLIC ACID FELT SHEET TYPE 100X100X0.15MM AS:GUNZE NV-L-015G	NEOVEIL ABSORBABLE POLYGLYCOLIC ACID FELT SHEET TYPE 100X100X0.15MM AS:GUNZE NV-L-015G	新醫材，用以補強脆弱器官的縫合處，國外臨床資料顯示本品能有效預防肺部手術後之氣漏或消化道手術後之消化液外漏。	無	本產品約15週可被吸收，如同可吸收的PGA縫合材料，所以適合使用在不需長時間癒合的傷口。	目前無健保給品項用於防堵術後肺部漏氣	28000	FSZ027776003	不可用在有過多張力和重量作用於本產品的狀況，亦不可用在強化時藉由自身重量壓迫該區域的狀況。
3467	微腕型持針器 5MM AS:INTUITIVE 428115	WRISTED NEEDLE DRIVER(SINGLE-SITE) 5MM AS:INTUITIVE 428115	配合達文西手術使用	無	本產品係供 IS3000 da Vinci Si 手術系統使用，使得多種儀器能夠與 Single-Site 接埠配件連接，並且應用於單孔達文西機械手臂手術。	無	34000	S8027651001	除非特別聲明，否則Single-Site 器械不得用於軟骨成骨、骨骼或堅硬物體。這樣做可能會損壞器械且無法從套管移除器械。根據這點，有一個例外情況，就是 Single-Site Clip Applier的作用是支撐與施用塑膠clips。
3468	子宮鏡切除器用旋轉刀片 ROTARY MORCELLATOR 4MM 750RPM AS:SMITH & NEPHEW 7209509	HYSTEROSCOPIC MORCELLATION SYSTEM ROTARY MORCELLATOR 4MM 750RPM AS:SMITH & NEPHEW 7209509	病人麻醉時間可大幅縮短、無水中毒風險、切除組織時 不會有熱傷害發生	無	子宮內肌瘤及息肉的創除,可保有子宮內膜最大完整性。手術時間可節省傳統方式一半以上的時間	無子宮內膜熱傷害發生, 可保有子宮內膜最大完整性	39000	TKY022474001	該產品為單次使用，使用前須確認消毒日期是否在期限內
3469	得美棒皮膚黏膠劑 DERMABOND TOPICAL SKIN ADHESIVE 0.7ML AS:ETHICON ANX6	DERMABOND TOPICAL SKIN ADHESIVE 0.7ML AS:ETHICON ANX6	1.本產品適用於局部塗抹，使手術切開(包括微創手術的穿刺)之傷口的鄰近皮膚邊緣容易密合2.相較於單純使用縫線關合傷口，本產品形成防水的保護層，可提高傷口密合強度、減少細菌 3.具有縮短手術時間及可減少病患疼痛感之優勢	併發症可能與內部固定方式有關。不良反應會伴隨縫線發生，包括：傷口裂開、傷口感染、輕微的組織急性炎症反應及短暫局部刺激。	1.本產品適用於局部塗抹，使手術切開(包括微創手術的穿刺)之傷口的鄰近皮膚邊緣容易密合2.相較於單純使用縫線關合傷口，本產品形成防水的保護層，可提高傷口密合強度、減少細菌，並方便護理。3.具有縮短手術時間及可減少病患疼痛感之優勢，傷口復原後也不需要拆線，待本產品自然脫落即可。	1.增加術後護理照護的方便性，病人術後可以馬上沖澡也提升術後生活品質。2.相較於單純使用縫線關合傷口，防水的保護層，可提高傷口密合強度、減少細菌，並方便護理。3.具有縮短手術時間及可減少病患疼痛感之優勢，傷口復原後也不需要拆線，待本產品自然脫落即可。	1230	WDY014384002	無
3470	高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊 高貼合式 XPE TIBIAL INSERT UC #0 9MM AS:UNITED 2303-1401	XPE TIBIAL INSERT UC #0 9MM AS:UNITED 2303-1401	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高貼合式,UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3471	高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊 高貼合式 XPE TIBIAL INSERT UC #0 11MM AS:UNITED 2303-1402	XPE TIBIAL INSERT UC #0 11MM AS:UNITED 2303-1402	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高貼合式,UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3472	高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊 高貼合式 XPE TIBIAL INSERT UC #0 13MM AS:UNITED 2303-1403	XPE TIBIAL INSERT UC #0 13MM AS:UNITED 2303-1403	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高貼合式,UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3473	高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊 高貼合式 XPE TIBIAL INSERT UC #0 15MM AS:UNITED 2303-1404	XPE TIBIAL INSERT UC #0 15MM AS:UNITED 2303-1404	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高貼合式,UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3474	高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊 高貼合式 XPE TIBIAL INSERT UC #0 18MM AS:UNITED 2303-1405	XPE TIBIAL INSERT UC #0 18MM AS:UNITED 2303-1405	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高貼合式,UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3475	高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊 高貼合式 XPE TIBIAL INSERT UC #1 9MM AS:UNITED 2303-1411	XPE TIBIAL INSERT UC #1 9MM AS:UNITED 2303-1411	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高貼合式,UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3476	高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊 高貼合式 XPE TIBIAL INSERT UC #1 11MM AS:UNITED 2303-1412	XPE TIBIAL INSERT UC #1 11MM AS:UNITED 2303-1412	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高貼合式,UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無

3477	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 高點合式 XPE TIBIAL INSERT UC #1 13MM AS:UNITED 2303-1413	XPE TIBIAL INSERT UC #1 13MM AS:UNITED 2303-1413	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高點合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3478	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 高點合式 XPE TIBIAL INSERT UC #1 15MM AS:UNITED 2303-1414	XPE TIBIAL INSERT UC #1 15MM AS:UNITED 2303-1414	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高點合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3479	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 高點合式 XPE TIBIAL INSERT UC #1 18MM AS:UNITED 2303-1415	XPE TIBIAL INSERT UC #1 18MM AS:UNITED 2303-1415	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高點合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3480	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 高點合式 XPE TIBIAL INSERT UC #2 9MM AS:UNITED 2303-1421	XPE TIBIAL INSERT UC #2 9MM AS:UNITED 2303-1421	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高點合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3481	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 高點合式 XPE TIBIAL INSERT UC #2 11MM AS:UNITED 2303-1422	XPE TIBIAL INSERT UC #2 11MM AS:UNITED 2303-1422	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高點合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3482	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 高點合式 XPE TIBIAL INSERT UC #2 13MM AS:UNITED 2303-1423	XPE TIBIAL INSERT UC #2 13MM AS:UNITED 2303-1423	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高點合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3483	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 高點合式 XPE TIBIAL INSERT UC #2 15MM AS:UNITED 2303-1424	XPE TIBIAL INSERT UC #2 15MM AS:UNITED 2303-1424	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高點合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3484	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 高點合式 XPE TIBIAL INSERT UC #2 18MM AS:UNITED 2303-1425	XPE TIBIAL INSERT UC #2 18MM AS:UNITED 2303-1425	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高點合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3485	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 高點合式 XPE TIBIAL INSERT UC #3 9MM AS:UNITED 2303-1431	XPE TIBIAL INSERT UC #3 9MM AS:UNITED 2303-1431	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高點合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3486	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 高點合式 XPE TIBIAL INSERT UC #3 11MM AS:UNITED 2303-1432	XPE TIBIAL INSERT UC #3 11MM AS:UNITED 2303-1432	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高點合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3487	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 高點合式 XPE TIBIAL INSERT UC #3 13MM AS:UNITED 2303-1433	XPE TIBIAL INSERT UC #3 13MM AS:UNITED 2303-1433	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高點合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3488	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 高點合式 XPE TIBIAL INSERT UC #3 15MM AS:UNITED 2303-1434	XPE TIBIAL INSERT UC #3 15MM AS:UNITED 2303-1434	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高點合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3489	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 高點合式 XPE TIBIAL INSERT UC #3 18MM AS:UNITED 2303-1435	XPE TIBIAL INSERT UC #3 18MM AS:UNITED 2303-1435	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高點合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3490	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 高點合式 XPE TIBIAL INSERT UC #4 9MM AS:UNITED 2303-1441	XPE TIBIAL INSERT UC #4 9MM AS:UNITED 2303-1441	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高點合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3491	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 高點合式 XPE TIBIAL INSERT UC #4 11MM AS:UNITED 2303-1442	XPE TIBIAL INSERT UC #4 11MM AS:UNITED 2303-1442	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高點合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3492	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 高點合式 XPE TIBIAL INSERT UC #4 13MM AS:UNITED 2303-1443	XPE TIBIAL INSERT UC #4 13MM AS:UNITED 2303-1443	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高點合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無

3493	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 高點合式 XPE TIBIAL INSERT UC #4 15MM AS:UNITED 2303-1444	XPE TIBIAL INSERT UC #4 15MM AS:UNITED 2303-1444	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高點合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3494	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 高點合式 XPE TIBIAL INSERT UC #4 18MM AS:UNITED 2303-1445	XPE TIBIAL INSERT UC #4 18MM AS:UNITED 2303-1445	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高點合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3495	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 高點合式 XPE TIBIAL INSERT UC #5 9MM AS:UNITED 2303-1451	XPE TIBIAL INSERT UC #5 9MM AS:UNITED 2303-1451	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高點合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3496	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 高點合式 XPE TIBIAL INSERT UC #5 11MM AS:UNITED 2303-1452	XPE TIBIAL INSERT UC #5 11MM AS:UNITED 2303-1452	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高點合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3497	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 高點合式 XPE TIBIAL INSERT UC #5 13MM AS:UNITED 2303-1453	XPE TIBIAL INSERT UC #5 13MM AS:UNITED 2303-1453	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高點合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3498	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 高點合式 XPE TIBIAL INSERT UC #5 15MM AS:UNITED 2303-1454	XPE TIBIAL INSERT UC #5 15MM AS:UNITED 2303-1454	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高點合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3499	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 高點合式 XPE TIBIAL INSERT UC #5 18MM AS:UNITED 2303-1455	XPE TIBIAL INSERT UC #5 18MM AS:UNITED 2303-1455	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高點合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3500	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 高點合式 XPE TIBIAL INSERT UC #6 9MM AS:UNITED 2303-1461	XPE TIBIAL INSERT UC #6 9MM AS:UNITED 2303-1461	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高點合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3501	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 高點合式 XPE TIBIAL INSERT UC #6 11MM AS:UNITED 2303-1462	XPE TIBIAL INSERT UC #6 11MM AS:UNITED 2303-1462	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高點合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3502	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 高點合式 XPE TIBIAL INSERT UC #6 13MM AS:UNITED 2303-1463	XPE TIBIAL INSERT UC #6 13MM AS:UNITED 2303-1463	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高點合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3503	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 高點合式 XPE TIBIAL INSERT UC #6 15MM AS:UNITED 2303-1464	XPE TIBIAL INSERT UC #6 15MM AS:UNITED 2303-1464	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高點合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3504	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 高點合式 XPE TIBIAL INSERT UC #6 18MM AS:UNITED 2303-1465	XPE TIBIAL INSERT UC #6 15MM AS:UNITED 2303-1465	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高點合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3505	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 高點合式 XPE TIBIAL INSERT UC #7 9MM AS:UNITED 2303-1471	XPE TIBIAL INSERT UC #7 9MM AS:UNITED 2303-1471	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高點合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3506	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 高點合式 XPE TIBIAL INSERT UC #7 11MM AS:UNITED 2303-1472	XPE TIBIAL INSERT UC #7 11MM AS:UNITED 2303-1472	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高點合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3507	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 高點合式 XPE TIBIAL INSERT UC #7 13MM AS:UNITED 2303-1473	XPE TIBIAL INSERT UC #7 13MM AS:UNITED 2303-1473	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高點合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3508	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊 高點合式 XPE TIBIAL INSERT UC #7 15MM AS:UNITED 2303-1474	XPE TIBIAL INSERT UC #7 15MM AS:UNITED 2303-1474	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮，提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高點合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無

3509	高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊 高貼合式 XPE TIBIAL INSERT UC #7 18MM AS:UNITED 2303-1475	XPE TIBIAL INSERT UC #7 18MM AS:UNITED 2303-1475	適用於全人工膝關節置換術，高交聯超高分子量聚乙烯墊片載傳統墊片減少磨耗率及磨耗顆粒，提供病患另一種置換材料的選擇。	無	骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損。高交聯超高分子量聚乙烯材質，可以減少磨損，除了降低病人對墊片磨損之疑慮、提高病人更換人工關節的意願之外，也增進了病人術後運動之意願及滿意度。	"傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，新增之高交聯超高分子量聚乙烯高貼合式, UC墊片，骨切量少，可保留更多的骨本，更貼合的關節面設計，接觸面積大，減少襯墊磨損,增加病人之術後滿意度。"	60000	FBZ001396002	無
3510	艾融骨替代物(可塑形) ACTIFUSE SHAPE BONE GRAFT SUBSTITUTE #S Φ15X9MM 1.6ML AS:BAXTER 506005078061	ACTIFUSE SHAPE BONE GRAFT SUBSTITUTE SMALL CYLINDER Φ15X9MM 1.6ML AS:BAXTER 506005078061	1. 取代自體移植骨，免除取骨處的不適與額外手術。2. 填補骨缺損(骨折復位術、截骨術、整型手術、脊椎融合術)，促進骨骼生長。3. 即使有較高風險的病患族群 (骨質疏鬆、吸菸、年老者)，仍可有效促進骨骼生長。	目前無已知的副作用。	1. 取代自體移植骨，免除取骨處的不適與額外手術。2. 填補骨缺損(骨折復位術、截骨術、整型手術、脊椎融合術)，促進骨骼生長。3. 即使有較高風險的病患族群 (骨質疏鬆、吸菸、年老者)，仍可有效促進骨骼生長。	無	20400	FBZ025605001	1.本產品不得用在必須承受張力、扭力、壓迫力、剪力或彎曲的部位。 使用傳統植入裝置 (如：螺釘、固定桿) 能保護植入骨塊免於此類負荷力。2.本產品不應使用在體積不受限制的部位 (以避免植骨材料位移或流失) 。
3511	赫特爾膜部心室間隔缺損封堵器(對稱型) ΦD:4MM L:3MM AS:LIFETECH SCIENTIFIC XJFVM04	HEARTR MEMBRANOUS VSD OCCLUDER ΦD:4MM L:3MM AS:LIFETECH SCIENTIFIC XJFVM04	臨床需使用且無同類特材，摘要說明：目前市面上有健保給付之心室封堵器適應症皆為肌部適用，並無其心室膜部封堵器可供選擇。	1.心導管術併發症2.心律不整、心室早期收縮、心室性心跳過遠	1.針對心室膜周部室間隔缺損進行封堵2.外科手術殘餘分流	預期將用於肌肉性心室中膈缺損治療無效或目前無其他積極治療方法的病人	142000	CBS06HRVSMY4	鎳過敏患者可能對封堵器有過敏反應。
3512	赫特爾膜部心室間隔缺損封堵器(對稱型) ΦD:5MM L:3MM AS:LIFETECH SCIENTIFIC XJFVM05	HEARTR MEMBRANOUS VSD OCCLUDER ΦD:5MM L:3MM AS:LIFETECH SCIENTIFIC XJFVM05	臨床需使用且無同類特材，摘要說明：目前市面上有健保給付之心室封堵器適應症皆為肌部適用，並無其心室膜部封堵器可供選擇。	1.心導管術併發症2.心律不整、心室早期收縮、心室性心跳過遠	1.針對心室膜周部室間隔缺損進行封堵2.外科手術殘餘分流	預期將用於肌肉性心室中膈缺損治療無效或目前無其他積極治療方法的病人	142000	CBS06HRVSMY4	鎳過敏患者可能對封堵器有過敏反應。
3513	赫特爾膜部心室間隔缺損封堵器(對稱型) ΦD:6MM L:3MM AS:LIFETECH SCIENTIFIC XJFVM06	HEARTR MEMBRANOUS VSD OCCLUDER ΦD:6MM L:3MM AS:LIFETECH SCIENTIFIC XJFVM06	臨床需使用且無同類特材，摘要說明：目前市面上有健保給付之心室封堵器適應症皆為肌部適用，並無其心室膜部封堵器可供選擇。	1.心導管術併發症2.心律不整、心室早期收縮、心室性心跳過遠	1.針對心室膜周部室間隔缺損進行封堵2.外科手術殘餘分流	預期將用於肌肉性心室中膈缺損治療無效或目前無其他積極治療方法的病人	142000	CBS06HRVSMY4	鎳過敏患者可能對封堵器有過敏反應。
3514	赫特爾膜部心室間隔缺損封堵器(對稱型) ΦD:8MM L:3MM AS:LIFETECH SCIENTIFIC XJFVM08	HEARTR MEMBRANOUS VSD OCCLUDER ΦD:8MM L:3MM AS:LIFETECH SCIENTIFIC XJFVM08	臨床需使用且無同類特材，摘要說明：目前市面上有健保給付之心室封堵器適應症皆為肌部適用，並無其心室膜部封堵器可供選擇。	1.心導管術併發症2.心律不整、心室早期收縮、心室性心跳過遠	1.針對心室膜周部室間隔缺損進行封堵2.外科手術殘餘分流	預期將用於肌肉性心室中膈缺損治療無效或目前無其他積極治療方法的病人	142000	CBS06HRVSMY4	鎳過敏患者可能對封堵器有過敏反應。
3515	赫特爾膜部心室間隔缺損封堵器(對稱型) ΦD:12MM L:3MM AS:LIFETECH SCIENTIFIC XJFVM12	HEARTR MEMBRANOUS VSD OCCLUDER ΦD:12MM L:3MM AS:LIFETECH SCIENTIFIC XJFVM12	臨床需使用且無同類特材，摘要說明：目前市面上有健保給付之心室封堵器適應症皆為肌部適用，並無其心室膜部封堵器可供選擇。	1.心導管術併發症2.心律不整、心室早期收縮、心室性心跳過遠	1.針對心室膜周部室間隔缺損進行封堵2.外科手術殘餘分流	預期將用於肌肉性心室中膈缺損治療無效或目前無其他積極治療方法的病人	142000	CBS06HRVSMY4	鎳過敏患者可能對封堵器有過敏反應。
3516	赫特爾膜部心室間隔缺損封堵器(對稱型) ΦD:14MM L:3MM AS:LIFETECH SCIENTIFIC XJFVM14	HEARTR MEMBRANOUS VSD OCCLUDER ΦD:14MM L:3MM AS:LIFETECH SCIENTIFIC XJFVM14	臨床需使用且無同類特材，摘要說明：目前市面上有健保給付之心室封堵器適應症皆為肌部適用，並無其心室膜部封堵器可供選擇。	1.心導管術併發症2.心律不整、心室早期收縮、心室性心跳過遠	1.針對心室膜周部室間隔缺損進行封堵2.外科手術殘餘分流	預期將用於肌肉性心室中膈缺損治療無效或目前無其他積極治療方法的病人	142000	CBS06HRVSMY4	鎳過敏患者可能對封堵器有過敏反應。
3517	赫特爾膜部心室間隔缺損封堵器(對稱型) ΦD:16MM L:3MM AS:LIFETECH SCIENTIFIC XJFVM16	HEARTR MEMBRANOUS VSD OCCLUDER ΦD:16MM L:3MM AS:LIFETECH SCIENTIFIC XJFVM16	臨床需使用且無同類特材，摘要說明：目前市面上有健保給付之心室封堵器適應症皆為肌部適用，並無其心室膜部封堵器可供選擇。	1.心導管術併發症2.心律不整、心室早期收縮、心室性心跳過遠	1.針對心室膜周部室間隔缺損進行封堵2.外科手術殘餘分流	預期將用於肌肉性心室中膈缺損治療無效或目前無其他積極治療方法的病人	142000	CBS06HRVSMY4	鎳過敏患者可能對封堵器有過敏反應。
3518	赫特爾膜部心室間隔缺損封堵器(對稱型) ΦD:7MM L:3MM AS:LIFETECH SCIENTIFIC XJFVM07	HEARTR MEMBRANOUS VSD OCCLUDER ΦD:7MM L:3MM AS:LIFETECH SCIENTIFIC XJFVM07	臨床需使用且無同類特材，摘要說明：目前市面上有健保給付之心室封堵器適應症皆為肌部適用，並無其心室膜部封堵器可供選擇。	1.心導管術併發症2.心律不整、心室早期收縮、心室性心跳過遠	1.針對心室膜周部室間隔缺損進行封堵2.外科手術殘餘分流	預期將用於肌肉性心室中膈缺損治療無效或目前無其他積極治療方法的病人	142000	CBS06HRVSMY4	鎳過敏患者可能對封堵器有過敏反應。
3519	赫特爾膜部心室間隔缺損封堵器(對稱型) ΦD:10MM L:3MM AS:LIFETECH SCIENTIFIC XJFVM10	HEARTR MEMBRANOUS VSD OCCLUDER ΦD:10MM L:3MM AS:LIFETECH SCIENTIFIC XJFVM10	臨床需使用且無同類特材，摘要說明：目前市面上有健保給付之心室封堵器適應症皆為肌部適用，並無其心室膜部封堵器可供選擇。	1.心導管術併發症2.心律不整、心室早期收縮、心室性心跳過遠	1.針對心室膜周部室間隔缺損進行封堵2.外科手術殘餘分流	預期將用於肌肉性心室中膈缺損治療無效或目前無其他積極治療方法的病人	142000	CBS06HRVSMY4	鎳過敏患者可能對封堵器有過敏反應。
3520	桑明脊椎系統偏角多軸螺絲 SUMMIT SPINAL SYSTEM FAVORED ANGLE SCREW 4.0MM X 14MM AS:DEPUY ACROMED 174618814	SUMMIT SPINAL SYSTEM FAVORED ANGLE SCREW 4.0MM X 14MM AS:DEPUY ACROMED 174618814	頸椎退化並不穩定或枕骨頸椎間不穩定，需由後側固定枕骨至頸椎甚至胸椎時使用.	植入物彎曲或斷裂、鬆脫。對植入物之 金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1. 後方手術途徑，利用骨釘骨板融合固定之。2. 可延長固定於枕骨或胸骨，以加強脊椎穩定度及促進骨骼融合。3.促進頸椎及枕骨-頸椎-胸椎聯合(枕骨-T3)-的融合	Halifax clamp fixation (哈利菲斯鈦金屬夾系統)--1. 後方手術途徑，僅能固定C1-C2。2. 固定方式為上下夾，雖然操作便利，較易鬆脫Soft wire + Ti-frame fixation((後頸椎固定軟鋼絲索及固定架)-1. 後方手術途徑，利用鋼索及固定架固定，固定方式不穩定	12900	FBSFC46720DP	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
3521	桑明脊椎系統偏角多軸螺絲 SUMMIT SPINAL SYSTEM FAVORED ANGLE SCREW 4.0MM X 22MM AS:DEPUY ACROMED 174618822	SUMMIT SPINAL SYSTEM FAVORED ANGLE SCREW 4.0MM X 22MM AS:DEPUY ACROMED 174618822	頸椎退化並不穩定或枕骨頸椎間不穩定，需由後側固定枕骨至頸椎甚至胸椎時使用.	植入物彎曲或斷裂、鬆脫。對植入物之 金屬敏感，或對異物產生過敏反應	1. 後方手術途徑，利用骨釘骨板融合固定之。2. 可延長固定於枕骨或胸骨，以加強脊椎穩定度及促進骨骼融合。3.促進頸椎及枕骨-頸椎-胸椎聯合(枕骨-T3)-的融合	Halifax clamp fixation (哈利菲斯鈦金屬夾系統)--1. 後方手術途徑，僅能固定C1-C2。2. 固定方式為上下夾，雖然操作便利，較易鬆脫Soft wire + Ti-frame fixation((後頸椎固定軟鋼絲索及固定架)-1. 後方手術途徑，利用鋼索及固定架固定，固定方式不穩定	12900	FBSFC46720DP	手術後的康復訓練應嚴格遵照。
3522	阿波羅歐尼斯顱內輸送微導管 APOLLO ONYX DELIVERY MICRO CATHETER 1.5CM AS:COVIDIEN 105-5095-000	APOLLO ONYX DELIVERY MICRO CATHETER 1.5CM AS:COVIDIEN 105-5095-000	阿波羅歐尼斯顱內輸送微導管，導管頭端可解脫，可降低施打栓塞劑造成導管沾黏於血管內之風險。	穿刺部位血腫、疼痛和觸痛、血管穿孔、 血栓溶解病變、血管痙攣、神經病症，包括中風、死亡或出血。	用于建立神經血管系統通路，以便控制選擇性輸送醫師指定的栓塞劑和造影劑。導管頭端可解脫，可降低施打栓塞劑造成導管沾黏於血管內之風險。	無健保給付之品項	31250	CMZ024475001	在醫師判斷本產品之使用可能不利於病人時，不可使用本產品。 本產品不適用於冠狀動脈血管系統。 本產品禁用於新生兒和兒科病人。
3523	阿波羅歐尼斯顱內輸送微導管 APOLLO ONYX DELIVERY MICRO CATHETER 3CM AS:COVIDIEN 105-5096-000	APOLLO ONYX DELIVERY MICRO CATHETER 3CM AS:COVIDIEN 105-5096-000	阿波羅歐尼斯顱內輸送微導管，導管頭端可解脫，可降低施打栓塞劑造成導管沾黏於血管內之風險。	穿刺部位血腫、疼痛和觸痛、血管穿孔、 血栓溶解病變、血管痙攣、神經病症，包括中風、死亡或出血。	用于建立神經血管系統通路，以便控制選擇性輸送醫師指定的栓塞劑和造影劑。導管頭端可解脫，可降低施打栓塞劑造成導管沾黏於血管內之風險。	無健保給付之品項	31250	CMZ024475001	在醫師判斷本產品之使用可能不利於病人時，不可使用本產品。 本產品不適用於冠狀動脈血管系統。 本產品禁用於新生兒和兒科病人。
3524	阿波羅歐尼斯顱內輸送微導管 APOLLO ONYX DELIVERY MICRO CATHETER 5.0CM AS:COVIDIEN 105-5097-000	APOLLO ONYX DELIVERY MICRO CATHETER 5.0CM AS:COVIDIEN 105-5097-000	阿波羅歐尼斯顱內輸送微導管，導管頭端可解脫，可降低施打栓塞劑造成導管沾黏於血管內之風險。	穿刺部位血腫、疼痛和觸痛、血管穿孔、 血栓溶解病變、血管痙攣、神經病症，包括中風、死亡或出血。	用于建立神經血管系統通路，以便控制選擇性輸送醫師指定的栓塞劑和造影劑。導管頭端可解脫，可降低施打栓塞劑造成導管沾黏於血管內之風險。	無健保給付之品項	31250	CMZ024475001	在醫師判斷本產品之使用可能不利於病人時，不可使用本產品。 本產品不適用於冠狀動脈血管系統。 本產品禁用於新生兒和兒科病人。
3525	艾融骨替代物(可塑形) ACTIFUSE SHAPE BONE GRAFT SUBSTITUTE #M Φ15X15MM 2.6ML AS:BAXTER 506005078063	ACTIFUSE SHAPE BONE GRAFT SUBSTITUTE MEDIUM CYLINDER Φ15X15MM 2.6ML AS:BAXTER 506005078063	1. 取代自體移植骨，免除取骨處的不適與額外手術。2. 填補骨缺損(骨折復位術、截骨術、整型手術、脊椎融合術)，促進骨骼生長。3. 即使有較高風險的病患族群 (骨質疏鬆、吸菸、年老者)，仍可有效促進骨骼生長。	目前無已知的副作用。	1. 取代自體移植骨，免除取骨處的不適與額外手術。2. 填補骨缺損(骨折復位術、截骨術、整型手術、脊椎融合術)，促進骨骼生長。3. 即使有較高風險的病患族群 (骨質疏鬆、吸菸、年老者)，仍可有效促進骨骼生長。	無	29300	FBZ025605002	1.本產品不得用在必須承受張力、扭力、壓迫力、剪力或彎曲的部位。 使用傳統植入裝置 (如：螺釘、固定桿) 能保護植入骨塊免於此類負荷力。2.本產品不應使用在體積不受限制的部位 (以避免植骨材料位移或流失) 。
3526	艾融骨替代物(含骨粉匣及手持推送器) ACTIFUSE MIS SYSTEM APPLICATOR PLUS CARTRIDGE 7.5ML AS:BAXTER 506005078069	ACTIFUSE MIS SYSTEM APPLICATOR PLUS CARTRIDGE 7.5ML AS:BAXTER 506005078069	1. 取代自體移植骨，免除取骨處的不適與額外手術。2. 填補骨缺損(骨折復位術、截骨術、整型手術、脊椎融合術)，促進骨骼生長。3. 即使有較高風險的病患族群 (骨質疏鬆、吸菸、年老者)，仍可有效促進骨骼生長。	目前無已知的副作用。	1. 取代自體移植骨，免除取骨處的不適與額外手術。2. 填補骨缺損(骨折復位術、截骨術、整型手術、脊椎融合術)，促進骨骼生長。3. 即使有較高風險的病患族群 (骨質疏鬆、吸菸、年老者)，仍可有效促進骨骼生長。	無	52500	FBZ025623001	1.本產品不得用在必須承受張力、扭力、壓迫力、剪力或彎曲的部位。 使用傳統植入裝置 (如：螺釘、固定桿) 能保護植入骨塊免於此類負荷力。2.本產品不應使用在體積不受限制的部位 (以避免植骨材料位移或流失) 。
3527	艾康尼斯縫合錨釘 ICONIX SUTURE ANCHOR 2.3MM 2 STRAND #2 FORCE FIBER AS:STRYKER 3910-500-522	ICONIX SUTURE ANCHOR 2.3MM 2 STRAND #2 FORCE FIBER AS:STRYKER 3910-500-522	用於關節鏡手術中關節部的縫合或組織固定	可能出現縫線斷裂情況	此款為全縫線設計錨釘，因直徑小，可減少骨質流失，並提供最大接觸面積，增加癒合	較一般健保品項比較能增加使用年限，以降低病人日後須再次手術機率。	21400	FBZ027420001	本產品是暫時性的體內固定設備，僅限單次使用
3528	艾康尼斯縫合錨釘 ICONIX SUTURE ANCHOR 2.3MM 3 STRAND #2 FORCE FIBER AS:STRYKER 3910-500-532	ICONIX SUTURE ANCHOR 2.3MM 3 STRAND #2 FORCE FIBER AS:STRYKER 3910-500-532	用於關節鏡手術中關節部的縫合或組織固定	可能出現縫線斷裂情況	此款為全縫線設計錨釘，因直徑小，可減少骨質流失，並提供最大接觸面積，增加癒合	較一般健保品項比較能增加使用年限，以降低病人日後須再次手術機率。	21400	FBZ027420001	本產品是暫時性的體內固定設備，僅限單次使用

3529	縫合錨釘 DYNOMITE 2.0MM PEEK WITH 1 ULTRABRAID SUTURE AS:SMITH & NEPHEW 72201881	DYNOMITE 2.0MM PEEK WITH 1 ULTRABRAID SUTURE AS:SMITH & NEPHEW 72201881	1. 2.0mm微創手術專用，PEEK材質2. 提供2-0 Ultrabraid縫線，強度佳	無	2.0 PK縫合錨釘為一種推進/敲進式固定裝置.目的在將軟組織牢固的連接回骨頭,繫有不可吸收性縫線.不?鋼針頭及置入裝置之縫合錨釘	1. 2.0mm微創手術專用，PEEK材質2. 提供2-0 Ultrabraid縫線，強度佳	29000	FBZ027149001	"1.對植入物有過敏者2.需修復之軟組織已產生病變者3.骨病變者4.骨表面呈碎片狀,可能影響縫合錨釘之固定效果5.供血情況不良,或有感染現象者"
3530	縫合錨釘 SUTUREFIX ULTRA ANCHOR 1.7MM S AS:SMITH & NEPHEW 72203853	SUTUREFIX ULTRA ANCHOR 1.7MM S AS:SMITH & NEPHEW 72203853	1.Ultrabraid縫線材質直徑1.7mm2.主體獨創解鎖側拉設計、操作方便簡單3.不鏽鋼主體及鎳鈦合金推桿較易成功植入	無	此縫合錨釘是用來將軟組織牢固連接回骨頭.預先繫有一條#2縫線或兩條#1縫線	1.Ultrabraid縫線材質直徑1.7mm2.主體獨創解鎖側拉設計、操作方便簡單3.不鏽鋼主體及鎳鈦合金推桿較易成功植入	20000	FBZ026645001	"1.對植入物材質有過敏者2.骨病變者3.骨表面呈碎片狀,可能影響縫合錨釘之固定效果4.供血情況不良或者有感染拿等"
3531	環狀成形術環 MEMO 3D ANNULOPLASTY RING 24MM AS:SORIN ICV1330	MEMO 3D ANNULOPLASTY RING 24MM AS:SORIN ICV1330	於二尖瓣修補的術式中，如是腱索修補適用，可幫助操作者準確量測腱索長度	無	由金屬合金內芯及包裹金屬合金內芯之矽樹脂和滌綸針織縫合環所組成，滌綸外覆有carbofilm，為一層很薄的熱解碳塗層，塗層可增加生物相容性，植入體內可符合生理運動之馬鞍型。修補環上具黃色單絲手術線圈，於腱索置換時可做為量測腱索長度的參考。	具量測腱索長度之黃色線圈，能提升修補建所長度的精確度，可使手術更加簡單，加快速度	59000	FHVR1M3DRCR5	包裝如有破損，不可使用
3532	環狀成形術環 MEMO 3D ANNULOPLASTY RING 26MM AS:SORIN ICV1331	MEMO 3D ANNULOPLASTY RING 26MM AS:SORIN ICV1331	於二尖瓣修補的術式中，如是腱索修補適用，可幫助操作者準確量測腱索長度	無	由金屬合金內芯及包裹金屬合金內芯之矽樹脂和滌綸針織縫合環所組成，滌綸外覆有carbofilm，為一層很薄的熱解碳塗層，塗層可增加生物相容性，植入體內可符合生理運動之馬鞍型。修補環上具黃色單絲手術線圈，於腱索置換時可做為量測腱索長度的參考。	具量測腱索長度之黃色線圈，能提升修補建所長度的精確度，可使手術更加簡單，加快速度	59000	FHVR1M3DRCR5	包裝如有破損，不可使用
3533	環狀成形術環 MEMO 3D ANNULOPLASTY RING 28MM AS:SORIN ICV1332	MEMO 3D ANNULOPLASTY RING 28MM AS:SORIN ICV1332	於二尖瓣修補的術式中，如是腱索修補適用，可幫助操作者準確量測腱索長度	無	由金屬合金內芯及包裹金屬合金內芯之矽樹脂和滌綸針織縫合環所組成，滌綸外覆有carbofilm，為一層很薄的熱解碳塗層，塗層可增加生物相容性，植入體內可符合生理運動之馬鞍型。修補環上具黃色單絲手術線圈，於腱索置換時可做為量測腱索長度的參考。	具量測腱索長度之黃色線圈，能提升修補建所長度的精確度，可使手術更加簡單，加快速度	59000	FHVR1M3DRCR5	包裝如有破損，不可使用
3534	環狀成形術環 MEMO 3D ANNULOPLASTY RING 32MM AS:SORIN ICV1334	MEMO 3D ANNULOPLASTY RING 32MM AS:SORIN ICV1334	於二尖瓣修補的術式中，如是腱索修補適用，可幫助操作者準確量測腱索長度	無	由金屬合金內芯及包裹金屬合金內芯之矽樹脂和滌綸針織縫合環所組成，滌綸外覆有carbofilm，為一層很薄的熱解碳塗層，塗層可增加生物相容性，植入體內可符合生理運動之馬鞍型。修補環上具黃色單絲手術線圈，於腱索置換時可做為量測腱索長度的參考。	具量測腱索長度之黃色線圈，能提升修補建所長度的精確度，可使手術更加簡單，加快速度	59000	FHVR1M3DRCR5	包裝如有破損，不可使用
3535	環狀成形術環 MEMO 3D ANNULOPLASTY RING 34MM AS:SORIN ICV1335	MEMO 3D ANNULOPLASTY RING 34MM AS:SORIN ICV1335	於二尖瓣修補的術式中，如是腱索修補適用，可幫助操作者準確量測腱索長度	無	由金屬合金內芯及包裹金屬合金內芯之矽樹脂和滌綸針織縫合環所組成，滌綸外覆有carbofilm，為一層很薄的熱解碳塗層，塗層可增加生物相容性，植入體內可符合生理運動之馬鞍型。修補環上具黃色單絲手術線圈，於腱索置換時可做為量測腱索長度的參考。	具量測腱索長度之黃色線圈，能提升修補建所長度的精確度，可使手術更加簡單，加快速度	59000	FHVR1M3DRCR5	包裝如有破損，不可使用
3536	"索倫"環狀成形術環 MEMO 3D ANNULOPLASTY RING 36MM AS:SORIN ICV1336	MEMO 3D ANNULOPLASTY RING 36MM AS:SORIN ICV1336	於二尖瓣修補的術式中，如是腱索修補適用，可幫助操作者準確量測腱索長度	無	由金屬合金內芯及包裹金屬合金內芯之矽樹脂和滌綸針織縫合環所組成，滌綸外覆有carbofilm，為一層很薄的熱解碳塗層，塗層可增加生物相容性，植入體內可符合生理運動之馬鞍型。修補環上具黃色單絲手術線圈，於腱索置換時可做為量測腱索長度的參考。	具量測腱索長度之黃色線圈，能提升修補建所長度的精確度，可使手術更加簡單，加快速度	59000	FHVR1M3DRCR5	包裝如有破損，不可使用
3537	環狀成形術環 MEMO 3D ANNULOPLASTY RING 38MM AS:SORIN ICV1337	MEMO 3D ANNULOPLASTY RING 38MM AS:SORIN ICV1337	於二尖瓣修補的術式中，如是腱索修補適用，可幫助操作者準確量測腱索長度	無	由金屬合金內芯及包裹金屬合金內芯之矽樹脂和滌綸針織縫合環所組成，滌綸外覆有carbofilm，為一層很薄的熱解碳塗層，塗層可增加生物相容性，植入體內可符合生理運動之馬鞍型。修補環上具黃色單絲手術線圈，於腱索置換時可做為量測腱索長度的參考。	具量測腱索長度之黃色線圈，能提升修補建所長度的精確度，可使手術更加簡單，加快速度	59000	FHVR1M3DRCR5	包裝如有破損，不可使用
3538	薇喬網片 VICRYL MESH 8.5X10.5CM AS:JOHNSON VM96	VICRYL MESH 8.5X10.5CM AS:JOHNSON VM96	本產品適用於需要暫時性的支撐傷口或器官，尤其是順應性及牽拉之稱的部位，相較於單純使用縫線關合傷口，本產品可提高腹壁支撐力強度	不適用於營養不良、或身體虛弱者、或其疾病會影響傷口癒合過程的病人，處理被汙染、或被感染的傷口時，應遵循適當的外科操作規範	本產品適用於需要暫時性的支撐傷口或器官，尤其是順應性及牽拉之稱的部位，相較於單純使用縫線關合傷口，本產品可提高腹壁支撐力強度	1. 健保給付之聚丙烯網片為不可吸收網片，相對於本產品：組織反應大，術後發炎反應較劇烈，另外，此可吸收的產品可以有效的減少體內異物	2600	FSZ017338001	不適用於營養不良、或身體虛弱者、或其疾病會影響傷口癒合過程的病人，處理被汙染、或被感染的傷口時，應遵循適當的外科操作規範
3539	艾康尼斯縫合錨釘 ICONIX SUTURE ANCHOR 2.3MM 2 STRAND #5 FORCE FIBER AS:STRYKER 3910-500-525	ICONIX SUTURE ANCHOR 2.3MM 2 STRAND #5 FORCE FIBER AS:STRYKER 3910-500-525	用於關節鏡手術中關節部的縫合或組織固定	可能出現縫線斷裂情況	此款為全縫線設計錨釘，因直徑小，可減少骨質流失，並提供最大接觸面積，增加癒合	較一般健保品項比較能增加使用年限，以降低病人日後須再次手術機率。	21400	FBZ027420001	本產品是暫時性的體內固定設備，僅限單次使用
3540	環狀成形術環 MEMO 3D ANNULOPLASTY RING 30MM AS:SORIN ICV1333	MEMO 3D ANNULOPLASTY RING 30MM AS:SORIN ICV1333	於二尖瓣修補的術式中，如是腱索修補適用，可幫助操作者準確量測腱索長度	無	由金屬合金內芯及包裹金屬合金內芯之矽樹脂和滌綸針織縫合環所組成，滌綸外覆有carbofilm，為一層很薄的熱解碳塗層，塗層可增加生物相容性，植入體內可符合生理運動之馬鞍型。修補環上具黃色單絲手術線圈，於腱索置換時可做為量測腱索長度的參考。	具量測腱索長度之黃色線圈，能提升修補建所長度的精確度，可使手術更加簡單，加快速度	59000	FHVR1M3DRCR5	包裝如有破損，不可使用
3541	可納特組織縫合裝置系統 COR-KNOT DEVICE KIT DIAMETER 5MM/SHAFT LENGTH 31CM AS:LSI SOLUTIONS 030925	COR-KNOT DEVICE KIT DIAMETER 5MM/SHAFT LENGTH 31CM AS:LSI SOLUTIONS 030925	本裝置適用於一般手術及心血管手術中用於緊固及修剪縫合線	與使用手術縫合線和鈦金屬相關的副作用包括但不限於：切口裂開、血栓形成、栓塞、尿道和膽道結石形成、傷口感染、輕微急性炎性組織反應，以及短暫的局部刺激	本裝置適用於一般手術及心血管手術中用於緊固及修剪縫合線。能加快手術時間，提高縫合線紮實度，不會有施力不平均之問題	無健保給付品項可供比較	33000	S8028574001	每個可納特組織縫合裝置系統啟動不應超過12次
3542	可納特組織縫合裝置系統 COR-KNOT DEVICE KIT DIAMETER 4MM/SHAFT LENGTH 14CM AS:LSI SOLUTIONS 031400	COR-KNOT DEVICE KIT DIAMETER 4MM/SHAFT LENGTH 14CM AS:LSI SOLUTIONS 031400	本裝置適用於一般手術及心血管手術中用於緊固及修剪縫合線	與使用手術縫合線和鈦金屬相關的副作用包括但不限於：切口裂開、血栓形成、栓塞、尿道和膽道結石形成、傷口感染、輕微急性炎性組織反應，以及短暫的局部刺激	本裝置適用於一般手術及心血管手術中用於緊固及修剪縫合線。能加快手術時間，提高縫合線紮實度，不會有施力不平均之問題	無健保給付品項可供比較	33000	S8028574002	每個可納特組織縫合裝置系統啟動不應超過12次
3543	可納特組織縫合-緊固圈組(單包) COR-KNOT DEVICE QUICK LOAD SINGLES DIAM. 0.080"/ LENGTH 0.130" AS:LSI SOLUTIONS 030950	COR-KNOT DEVICE QUICK LOAD SINGLES DIAMETER 0.080"/LENGTH 0.130" AS:LSI SOLUTIONS 030950	本裝置適用於一般手術及心血管手術中用於緊固及修剪縫合線	與使用手術縫合線和鈦金屬相關的副作用包括但不限於：切口裂開、血栓形成、栓塞、尿道和膽道結石形成、傷口感染、輕微急性炎性組織反應，以及短暫的局部刺激	本裝置適用於一般手術及心血管手術中用於緊固及修剪縫合線。能加快手術時間，提高縫合線紮實度，不會有施力不平均之問題	無健保給付品項可供比較	5000	S8028574003	請勿在同一個可納特組織縫合裝置系統-緊固圈（單包）上擠壓紫色拉桿超過1次
3544	微博脊椎系統 短固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X35MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-035	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X35MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-035	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	5400	FBZ017775002	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。

3545	微博脊椎系統 短固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X40MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-040	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X40MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-040	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	5400	FBZ017775002	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
3546	微博脊椎系統 短固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X45MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-045	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X45MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-045	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	5400	FBZ017775002	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
3547	微博脊椎系統 短固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X55MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-055	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X55MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-055	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	5400	FBZ017775002	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
3548	微博脊椎系統 短固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X60MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-060	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X60MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-060	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	5400	FBZ017775002	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
3549	微博脊椎系統 短固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X65MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-065	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X65MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-065	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	5400	FBZ017775002	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
3550	微博脊椎系統 短固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X70MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-070	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X70MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-070	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	5400	FBZ017775002	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
3551	微博脊椎系統 短固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X75MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-075	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X75MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-075	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	5400	FBZ017775002	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
3552	微博脊椎系統 短固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X85MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-085	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X85MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-085	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	5400	FBZ017775002	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
3553	微博脊椎系統 短固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X90MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-090	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X90MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-090	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	5400	FBZ017775002	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
3554	微博脊椎系統 長固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X95MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-095	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X95MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-095	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	8700	FBZ021009001	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
3555	微博脊椎系統 長固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X100MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-100	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X100MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-100	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	8700	FBZ021009001	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
3556	微博脊椎系統 長固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X105MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-105	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X105MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-105	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	8700	FBZ021009001	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
3557	微博脊椎系統 長固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X115MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-115	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X115MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-115	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	8700	FBZ021009001	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
3558	微博脊椎系統 長固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X120MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-120	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X120MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-120	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	8700	FBZ021009001	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
3559	微博脊椎系統 長固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X125MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-125	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X125MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-125	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	8700	FBZ021009001	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
3560	微博脊椎系統 長固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X130MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-130	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X130MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-130	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	8700	FBZ021009001	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
3561	微博脊椎系統 長固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X135MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-135	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X135MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-135	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	8700	FBZ021009001	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
3562	微博脊椎系統 長固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X145MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-145	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X145MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-145	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	8700	FBZ021009001	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
3563	微博脊椎系統 長固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X150MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-150	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X150MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-150	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	8700	FBZ021009001	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。

3564	微博脊椎系統 長固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X155MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-155	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X155MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-155	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	8700	FBZ021009001	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
3565	微博脊椎系統 長固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X160MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-160	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X160MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-160	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	8700	FBZ021009001	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
3566	微博脊椎系統 長固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X165MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-165	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X165MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-165	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	8700	FBZ021009001	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
3567	微博脊椎系統 長固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X175MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-175	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X175MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-175	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	8700	FBZ021009001	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
3568	微博脊椎系統 長固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X180MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-180	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X180MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-180	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	8700	FBZ021009001	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
3569	微博脊椎系統 長固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X185MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-185	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X185MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-185	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	8700	FBZ021009001	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
3570	微博脊椎系統 長固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X195MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-195	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X195MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-195	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	8700	FBZ021009001	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
3571	微博脊椎系統 長固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X200MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-200	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X200MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-200	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	8700	FBZ021009001	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
3572	微博脊椎系統 短固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X50MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-050	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X50MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-050	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	5400	FBZ017775002	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
3573	微博脊椎系統 短固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X80MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-080	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X80MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-080	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	5400	FBZ017775002	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
3574	微博脊椎系統 長固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X110MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-110	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X110MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-110	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	8700	FBZ021009001	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
3575	微博脊椎系統 長固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X140MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-140	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X140MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-140	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	8700	FBZ021009001	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
3576	微博脊椎系統 長固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X170MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-170	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X170MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-170	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	8700	FBZ021009001	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
3577	微博脊椎系統 長固定桿 VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X190MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-190	VIPER 2 LORDOSED ROD 5.5X190MM AS:DEPUY SPINE 1867-88-190	VIPER 系統由中空套管多軸螺絲及桿組成，為透過皮膚使用，可做為融合的附屬物，治療急性或慢性不穩定或胸椎、腰椎、薦椎畸形，提供骨骼發育成熟患者椎節的固定與穩定	疼痛、不適或異物感	1、傷口小，出血量減少。2、減低手術的創傷及感染的機會。3、復原快、住院時間縮短。	傷口小，復原快，住院時間縮短。	8700	FBZ021009001	1.需由專業外科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。3.不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
3578	思達飛抗菌對稱型免打結傷口縫合裝置反角針 PDS PLUS VIO 24MM 3/8弧 REVERSE CUTTING 3-0 45CM PS-1 AS:ETHICON SXPP1A100	PDS PLUS VIO 24MM 3/8CIRCLE REVERSE CUTTING 3-0 45CM PS-1 AS:ETHICON SXPP1A100	倒鉤以及固定片的設計可以讓操作者不須打結，直接縫合，且有抗菌塗層，可以避免細菌於縫線上面群聚，此類縫合線尤其適用於需要長時間支撐之傷口達六周。	Stratafix symmetric PDS plus含有抗菌成份，因此也不適用於對已知廣效抗菌劑Irgarcare MP(triclosan)過敏的病人	倒鉤以及固定片的設計可以讓操作者不須打結，直接縫合，且有抗菌塗層，可以避免細菌於縫線上面群聚，此類縫合線尤其適用於需要長時間支撐之傷口達六周。	Ethicon	2500	TSZ028720001	無
3579	思達飛抗菌對稱型免打結傷口縫合裝置反角針 PDS PLUS VIO 19MM 3/8弧 REVERSE CUTTING 3-0 45CM PS-2 AS:ETHICON SXPP1A101	PDS PLUS VIO 19MM 3/8CIRCLE REVERSE CUTTING 3-0 45CM PS-2 AS:ETHICON SXPP1A101	倒鉤以及固定片的設計可以讓操作者不須打結，直接縫合，且有抗菌塗層，可以避免細菌於縫線上面群聚，此類縫合線尤其適用於需要長時間支撐之傷口達六周。	Stratafix symmetric PDS plus含有抗菌成份，因此也不適用於對已知廣效抗菌劑Irgarcare MP(triclosan)過敏的病人	倒鉤以及固定片的設計可以讓操作者不須打結，直接縫合，且有抗菌塗層，可以避免細菌於縫線上面群聚，此類縫合線尤其適用於需要長時間支撐之傷口達六周。	Ethicon	2500	TSZ028720001	無
3580	思達飛抗菌對稱型免打結傷口縫合裝置反角針 PDS PLUS VIO 36MM 1/2弧 REVERSE CUTTING #1 45CM OS-6 AS:ETHICON SXPP1A201	PDS PLUS VIO 36MM 1/2CIRCLE REVERSE CUTTING #1 45CM OS-6 AS:ETHICON SXPP1A201	倒鉤以及固定片的設計可以讓操作者不須打結，直接縫合，且有抗菌塗層，可以避免細菌於縫線上面群聚，此類縫合線尤其適用於需要長時間支撐之傷口達六周。	Stratafix symmetric PDS plus含有抗菌成份，因此也不適用於對已知廣效抗菌劑Irgarcare MP(triclosan)過敏的病人	倒鉤以及固定片的設計可以讓操作者不須打結，直接縫合，且有抗菌塗層，可以避免細菌於縫線上面群聚，此類縫合線尤其適用於需要長時間支撐之傷口達六周。	Ethicon	2500	TSZ028720001	無
3581	思達飛抗菌對稱型免打結傷口縫合裝置圓針 PDS PLUS VIO 48MM 1/2CIRCLE TAPER POINT #1 45CM CTX AS:ETHICON SXPP1A400	PDS PLUS VIO 48MM 1/2CIRCLE TAPER POINT #1 45CM CTX AS:ETHICON SXPP1A400	倒鉤以及固定片的設計可以讓操作者不須打結，直接縫合，且有抗菌塗層，可以避免細菌於縫線上面群聚，此類縫合線尤其適用於需要長時間支撐之傷口達六周。	Stratafix symmetric PDS plus含有抗菌成份，因此也不適用於對已知廣效抗菌劑Irgarcare MP(triclosan)過敏的病人	倒鉤以及固定片的設計可以讓操作者不須打結，直接縫合，且有抗菌塗層，可以避免細菌於縫線上面群聚，此類縫合線尤其適用於需要長時間支撐之傷口達六周。	Ethicon	2500	TSZ028720001	無
3582	思達飛抗菌對稱型免打結傷口縫合裝置圓針 PDS PLUS VIO 48MM 1/2CIRCLE TAPER POINT #0 45CM CTX AS:ETHICON SXPP1A402	PDS PLUS VIO 48MM 1/2CIRCLE TAPER POINT #0 45CM CTX AS:ETHICON SXPP1A402	倒鉤以及固定片的設計可以讓操作者不須打結，直接縫合，且有抗菌塗層，可以避免細菌於縫線上面群聚，此類縫合線尤其適用於需要長時間支撐之傷口達六周。	Stratafix symmetric PDS plus含有抗菌成份，因此也不適用於對已知廣效抗菌劑Irgarcare MP(triclosan)過敏的病人	倒鉤以及固定片的設計可以讓操作者不須打結，直接縫合，且有抗菌塗層，可以避免細菌於縫線上面群聚，此類縫合線尤其適用於需要長時間支撐之傷口達六周。	Ethicon	2500	TSZ028720001	無
3583	思達飛抗菌對稱型免打結傷口縫合裝置圓針 PDS PLUS VIO 36MM 1/2CIRCLE TAPER POINT 2-0 45CM CT-1 AS:ETHICON SXPP1A403	PDS PLUS VIO 36MM 1/2CIRCLE TAPER POINT 2-0 45CM CT-1 AS:ETHICON SXPP1A403	倒鉤以及固定片的設計可以讓操作者不須打結，直接縫合，且有抗菌塗層，可以避免細菌於縫線上面群聚，此類縫合線尤其適用於需要長時間支撐之傷口達六周。	Stratafix symmetric PDS plus含有抗菌成份，因此也不適用於對已知廣效抗菌劑Irgarcare MP(triclosan)過敏的病人	倒鉤以及固定片的設計可以讓操作者不須打結，直接縫合，且有抗菌塗層，可以避免細菌於縫線上面群聚，此類縫合線尤其適用於需要長時間支撐之傷口達六周。	Ethicon	2500	TSZ028720001	無

3584	瑟集喜司拜爾迪賽複合疝氣支撐物 SURGISIS BIODESIGN COMPLEX HERNIA GRAFT 13X15CM AS:COOK C-SLH-8H-13X15	SURGISIS BIODESIGN COMPLEX HERNIA GRAFT 13X15CM AS:COOK C-SLH-8H-13X15	1.幫助腹壁疝氣修補.2.可用在切除器官的疝氣修補上.3.癌症病人要做二次手術或放化療皆可使用在病人的疝氣或強化上面.4.腹部關不起來病人可暫時使用維持生命現象.減少水分散失.	無	1.幫助腹壁疝氣修補.2.可用在切除器官的疝氣修補上.3.癌症病人要做二次手術或放化療皆可使用在病人的疝氣或強化上面.4.腹部關不起來病人可暫時使用維持生命現象.減少水分散失.	目前無類似健保品項可以作比較	35200	FSZ019640001	"產品以豬來源做原料,所以不得用在對豬來源材質過敏患者."
3585	瑟集喜司拜爾迪賽複合疝氣支撐物 SURGISIS BIODESIGN COMPLEX HERNIA GRAFT 13X22CM AS:COOK C-SLH-8H-13X22	SURGISIS BIODESIGN COMPLEX HERNIA GRAFT 13X22CM AS:COOK C-SLH-8H-13X22	1.幫助腹壁疝氣修補.2.可用在切除器官的疝氣修補上.3.癌症病人要做二次手術或放化療皆可使用在病人的疝氣或強化上面.4.腹部關不起來病人可暫時使用維持生命現象.減少水分散失.	無	1.幫助腹壁疝氣修補.2.可用在切除器官的疝氣修補上.3.癌症病人要做二次手術或放化療皆可使用在病人的疝氣或強化上面.4.腹部關不起來病人可暫時使用維持生命現象.減少水分散失.	目前無類似健保品項可以作比較	44000	FSZ019640002	"產品以豬來源做原料,所以不得用在對豬來源材質過敏患者."
3586	瑟集喜司拜爾迪賽複合疝氣支撐物 SURGISIS BIODESIGN COMPLEX HERNIA GRAFT 20X20CM AS:COOK C-SLH-8H-20X20	SURGISIS BIODESIGN COMPLEX HERNIA GRAFT 20X20CM AS:COOK C-SLH-8H-20X20	1.幫助腹壁疝氣修補.2.可用在切除器官的疝氣修補上.3.癌症病人要做二次手術或放化療皆可使用在病人的疝氣或強化上面.4.腹部關不起來病人可暫時使用維持生命現象.減少水分散失.	無	1.幫助腹壁疝氣修補.2.可用在切除器官的疝氣修補上.3.癌症病人要做二次手術或放化療皆可使用在病人的疝氣或強化上面.4.腹部關不起來病人可暫時使用維持生命現象.減少水分散失.	目前無類似健保品項可以作比較	64000	FSZ019640003	"產品以豬來源做原料,所以不得用在對豬來源材質過敏患者."
3587	瑟集喜司拜爾迪賽複合疝氣支撐物 SURGISIS BIODESIGN COMPLEX HERNIA GRAFT 20X30CM AS:COOK C-SLH-8H-20X30	SURGISIS BIODESIGN COMPLEX HERNIA GRAFT 20X30CM AS:COOK C-SLH-8H-20X30	1.幫助腹壁疝氣修補.2.可用在切除器官的疝氣修補上.3.癌症病人要做二次手術或放化療皆可使用在病人的疝氣或強化上面.4.腹部關不起來病人可暫時使用維持生命現象.減少水分散失.	無	1.幫助腹壁疝氣修補.2.可用在切除器官的疝氣修補上.3.癌症病人要做二次手術或放化療皆可使用在病人的疝氣或強化上面.4.腹部關不起來病人可暫時使用維持生命現象.減少水分散失.	目前無類似健保品項可以作比較	98000	FSZ019640004	"產品以豬來源做原料,所以不得用在對豬來源材質過敏患者."
3588	達凡小骨釘 DART-FIRE HEADLESS SCREW 2.5X20MM AS:WRIGHT D2N25020	DART-FIRE HEADLESS SCREW 2.5X20MM AS:WRIGHT D2N25020	足部趾節固定及關節融合	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12700	FBS0925036W2	無
3589	達凡小骨釘 DART-FIRE HEADLESS SCREW 2.5X36MM AS:WRIGHT D2N25036	DART-FIRE HEADLESS SCREW 2.5X36MM AS:WRIGHT D2N25036	足部趾節固定及關節融合	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12700	FBS0925036W2	無
3590	達凡小骨釘 DART-FIRE HEADLESS SCREW 3.0X28MM AS:WRIGHT D2N30028	DART-FIRE HEADLESS SCREW 3.0X28MM AS:WRIGHT D2N30028	足部趾節固定及關節融合	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織，螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12700	FBS0925036W2	無
3591	愛賽羅可彎式高階定位電動血管縫合器 ECHELON FLEX POWERED VASCULAR STAPLER AS:ETHICON PVE35A	ECHELON FLEX POWERED VASCULAR STAPLER AS:ETHICON PVE35A	因產品屬於進階產品價格較高，目前健保不給付	無	因產品屬於進階產品價格較高，目前健保不給付	為血管專用電動槍，以電池驅動力替代原先的手動擊發，可提升穩定性，提供更安全的應用和減少對組織的傷害，縮短手術時間	21000	SAY027803001	勿用於主動脈及缺血組織壞死組織及實質組織如胰臟肝臟
3592	血栓過濾網回收組 GUNTHER TULIP VENA CAVA MREYE FILTER RETRIEVAL SET 11FR AS:COOK GTRS-200-RB	GUNTHER TULIP VENA CAVA MREYE FILTER RETRIEVAL SET 11FR AS:COOK GTRS-200-RB	本產品用來取出已植入的腔靜脈血栓過濾網。	取出血栓過濾網時，應考量可能造成的不良事件；下腔靜脈急性受損、濾網取出血管通路處出現血腫、出血、植入處堵塞或狹窄、傷口感染等。	該產品附有一組辮狀白金環圈、一件同軸取出鞘系統、一支穿刺針、一條導線及一個擴張器的取出迴圈系統。外鞘的不透射線帶可用於精確定位，雙外鞘回收組設計可提升植入之腔靜脈血栓過濾網取出時的安全性。	(目前尚無健保給付品項)	25000	HHM02GTRS1CK	血栓過濾網的取出建議經由頸靜脈進行。若仍有肺栓塞高風險之病患，建議進一步評估是否將過濾網取出。
3593	拜爾迪賽橫膈膜疝氣支撐物 BIODESIGN HIATAL HERNIA GRAFT 7X10CM AS:COOK C-PHR-7X10-U	BIODESIGN HIATAL HERNIA GRAFT 7X10CM AS:COOK C-PHR-7X10-U	食道裂孔疝氣與橫隔膜疝氣修補(本類產品健保皆無給付)	無	"1.不會造成食道坎頸(用合成材料網膜會剝破食道,胃壁就會有可能流到胸腔或腹腔進而造成感染)。2.不會造成吞嚥困難。3.不會沾黏腸子跟其他器官。4.使用後不會造成呼吸窘迫。5.強化食道裂孔疝氣提高成功率到95%。6.可使用在新生兒身上可避免二次開刀。"	目前無類似健保品項可以作比較	21000	FSP63CPHRUCK	產品以豬來源做原料，所以不得用在對豬來源材質過敏患者。
3594	頸椎椎間盤植入物 CERVICAL DISC PROSTHESIS D13XW16XH5 AS:SPINEART CDP-TI 13 05-S	CERVICAL DISC PROSTHESIS D13XW16XH5 AS:SPINEART CDP-TI 13 05-S	1.該特材鈦金屬內側經Diamolith Coating 可有效減少磨損，延長使用壽命。2.恢復脊椎活動角度前後16度、左右16度，未來不易造成相鄰節段椎間盤之退化病變。3.鈦合金及PE結構，術後MRI清晰，不會造成影像干擾，有利未來長期追蹤檢查。	手術時：凝血的問題、神經系統的損傷導致暫時或永久的缺陷、疼痛或功能障礙、骨折。手術後：靜脈血栓及肺栓塞、感染、心血管疾病、血腫及延緩癒合。	本產品是用來確保患者生理結構的變異能得到最佳的調整，本產品用來替換退化性頸椎椎間盤。	本產品：術後不須戴頸圈，可回復正常活動，追蹤成本低。身體活動程度可恢復活動角度前後16度、左右16度。傳統健保給付品：術後須戴頸圈12週，追蹤骨融合發展，追蹤成本高。且椎體融合，活動受限制。	220000	FBZ021437001	每一位使用這些植入性的外科醫師必須考慮每位患者臨床醫療狀況，且完全熟悉使用這類植入物的外科步驟及潛在的併發症。
3595	頸椎椎間盤植入物 CERVICAL DISC PROSTHESIS D13XW16XH6 AS:SPINEART CDP-TI 13 06-S	CERVICAL DISC PROSTHESIS D13XW16XH6 AS:SPINEART CDP-TI 13 06-S	1.該特材鈦金屬內側經Diamolith Coating 可有效減少磨損，延長使用壽命。2.恢復脊椎活動角度前後16度、左右16度，未來不易造成相鄰節段椎間盤之退化病變。3.鈦合金及PE結構，術後MRI清晰，不會造成影像干擾，有利未來長期追蹤檢查。	手術時：凝血的問題、神經系統的損傷導致暫時或永久的缺陷、疼痛或功能障礙、骨折。手術後：靜脈血栓及肺栓塞、感染、心血管疾病、血腫及延緩癒合。	本產品是用來確保患者生理結構的變異能得到最佳的調整，本產品用來替換退化性頸椎椎間盤。	本產品：術後不須戴頸圈，可回復正常活動，追蹤成本低。身體活動程度可恢復活動角度前後16度、左右16度。傳統健保給付品：術後須戴頸圈12週，追蹤骨融合發展，追蹤成本高。且椎體融合，活動受限制。	220000	FBZ021437001	每一位使用這些植入性的外科醫師必須考慮每位患者臨床醫療狀況，且完全熟悉使用這類植入物的外科步驟及潛在的併發症。
3596	頸椎椎間盤植入物 CERVICAL DISC PROSTHESIS D13XW16XH7 AS:SPINEART CDP-TI 13 07-S	CERVICAL DISC PROSTHESIS D13XW16XH7 AS:SPINEART CDP-TI 13 07-S	1.該特材鈦金屬內側經Diamolith Coating 可有效減少磨損，延長使用壽命。2.恢復脊椎活動角度前後16度、左右16度，未來不易造成相鄰節段椎間盤之退化病變。3.鈦合金及PE結構，術後MRI清晰，不會造成影像干擾，有利未來長期追蹤檢查。	手術時：凝血的問題、神經系統的損傷導致暫時或永久的缺陷、疼痛或功能障礙、骨折。手術後：靜脈血栓及肺栓塞、感染、心血管疾病、血腫及延緩癒合。	本產品是用來確保患者生理結構的變異能得到最佳的調整，本產品用來替換退化性頸椎椎間盤。	本產品：術後不須戴頸圈，可回復正常活動，追蹤成本低。身體活動程度可恢復活動角度前後16度、左右16度。傳統健保給付品：術後須戴頸圈12週，追蹤骨融合發展，追蹤成本高。且椎體融合，活動受限制。	220000	FBZ021437001	每一位使用這些植入性的外科醫師必須考慮每位患者臨床醫療狀況，且完全熟悉使用這類植入物的外科步驟及潛在的併發症。
3597	頸椎椎間盤植入物 CERVICAL DISC PROSTHESIS D14XW17XH5 AS:SPINEART CDP-TI 14 05-S	CERVICAL DISC PROSTHESIS D14XW17XH5 AS:SPINEART CDP-TI 14 05-S	1.該特材鈦金屬內側經Diamolith Coating 可有效減少磨損，延長使用壽命。2.恢復脊椎活動角度前後16度、左右16度，未來不易造成相鄰節段椎間盤之退化病變。3.鈦合金及PE結構，術後MRI清晰，不會造成影像干擾，有利未來長期追蹤檢查。	手術時：凝血的問題、神經系統的損傷導致暫時或永久的缺陷、疼痛或功能障礙、骨折。手術後：靜脈血栓及肺栓塞、感染、心血管疾病、血腫及延緩癒合。	本產品是用來確保患者生理結構的變異能得到最佳的調整，本產品用來替換退化性頸椎椎間盤。	本產品：術後不須戴頸圈，可回復正常活動，追蹤成本低。身體活動程度可恢復活動角度前後16度、左右16度。傳統健保給付品：術後須戴頸圈12週，追蹤骨融合發展，追蹤成本高。且椎體融合，活動受限制。	220000	FBZ021437001	每一位使用這些植入性的外科醫師必須考慮每位患者臨床醫療狀況，且完全熟悉使用這類植入物的外科步驟及潛在的併發症。
3598	頸椎椎間盤植入物 CERVICAL DISC PROSTHESIS D14XW17XH7 AS:SPINEART CDP-TI 14 07-S	CERVICAL DISC PROSTHESIS D14XW17XH7 AS:SPINEART CDP-TI 14 07-S	1.該特材鈦金屬內側經Diamolith Coating 可有效減少磨損，延長使用壽命。2.恢復脊椎活動角度前後16度、左右16度，未來不易造成相鄰節段椎間盤之退化病變。3.鈦合金及PE結構，術後MRI清晰，不會造成影像干擾，有利未來長期追蹤檢查。	手術時：凝血的問題、神經系統的損傷導致暫時或永久的缺陷、疼痛或功能障礙、骨折。手術後：靜脈血栓及肺栓塞、感染、心血管疾病、血腫及延緩癒合。	本產品是用來確保患者生理結構的變異能得到最佳的調整，本產品用來替換退化性頸椎椎間盤。	本產品：術後不須戴頸圈，可回復正常活動，追蹤成本低。身體活動程度可恢復活動角度前後16度、左右16度。傳統健保給付品：術後須戴頸圈12週，追蹤骨融合發展，追蹤成本高。且椎體融合，活動受限制。	220000	FBZ021437001	每一位使用這些植入性的外科醫師必須考慮每位患者臨床醫療狀況，且完全熟悉使用這類植入物的外科步驟及潛在的併發症。
3599	頸椎椎間盤植入物 CERVICAL DISC PROSTHESIS D16XW18XH5 AS:SPINEART CDP-TI 16 05-S	CERVICAL DISC PROSTHESIS D16XW18XH5 AS:SPINEART CDP-TI 16 05-S	1.該特材鈦金屬內側經Diamolith Coating 可有效減少磨損，延長使用壽命。2.恢復脊椎活動角度前後16度、左右16度，未來不易造成相鄰節段椎間盤之退化病變。3.鈦合金及PE結構，術後MRI清晰，不會造成影像干擾，有利未來長期追蹤檢查。	手術時：凝血的問題、神經系統的損傷導致暫時或永久的缺陷、疼痛或功能障礙、骨折。手術後：靜脈血栓及肺栓塞、感染、心血管疾病、血腫及延緩癒合。	本產品是用來確保患者生理結構的變異能得到最佳的調整，本產品用來替換退化性頸椎椎間盤。	本產品：術後不須戴頸圈，可回復正常活動，追蹤成本低。身體活動程度可恢復活動角度前後16度、左右16度。傳統健保給付品：術後須戴頸圈12週，追蹤骨融合發展，追蹤成本高。且椎體融合，活動受限制。	220000	FBZ021437001	每一位使用這些植入性的外科醫師必須考慮每位患者臨床醫療狀況，且完全熟悉使用這類植入物的外科步驟及潛在的併發症。
3600	頸椎椎間盤植入物 CERVICAL DISC PROSTHESIS D16XW18XH6 AS:SPINEART CDP-TI 16 06-S	CERVICAL DISC PROSTHESIS D16XW18XH6 AS:SPINEART CDP-TI 16 06-S	1.該特材鈦金屬內側經Diamolith Coating 可有效減少磨損，延長使用壽命。2.恢復脊椎活動角度前後16度、左右16度，未來不易造成相鄰節段椎間盤之退化病變。3.鈦合金及PE結構，術後MRI清晰，不會造成影像干擾，有利未來長期追蹤檢查。	手術時：凝血的問題、神經系統的損傷導致暫時或永久的缺陷、疼痛或功能障礙、骨折。手術後：靜脈血栓及肺栓塞、感染、心血管疾病、血腫及延緩癒合。	本產品是用來確保患者生理結構的變異能得到最佳的調整，本產品用來替換退化性頸椎椎間盤。	本產品：術後不須戴頸圈，可回復正常活動，追蹤成本低。身體活動程度可恢復活動角度前後16度、左右16度。傳統健保給付品：術後須戴頸圈12週，追蹤骨融合發展，追蹤成本高。且椎體融合，活動受限制。	220000	FBZ021437001	每一位使用這些植入性的外科醫師必須考慮每位患者臨床醫療狀況，且完全熟悉使用這類植入物的外科步驟及潛在的併發症。
3601	頸椎椎間盤植入物 CERVICAL DISC PROSTHESIS D16XW18XH7 AS:SPINEART CDP-TI 16 07-S	CERVICAL DISC PROSTHESIS D16XW18XH7 AS:SPINEART CDP-TI 16 07-S	1.該特材鈦金屬內側經Diamolith Coating 可有效減少磨損，延長使用壽命。2.恢復脊椎活動角度前後16度、左右16度，未來不易造成相鄰節段椎間盤之退化病變。3.鈦合金及PE結構，術後MRI清晰，不會造成影像干擾，有利未來長期追蹤檢查。	手術時：凝血的問題、神經系統的損傷導致暫時或永久的缺陷、疼痛或功能障礙、骨折。手術後：靜脈血栓及肺栓塞、感染、心血管疾病、血腫及延緩癒合。	本產品是用來確保患者生理結構的變異能得到最佳的調整，本產品用來替換退化性頸椎椎間盤。	本產品：術後不須戴頸圈，可回復正常活動，追蹤成本低。身體活動程度可恢復活動角度前後16度、左右16度。傳統健保給付品：術後須戴頸圈12週，追蹤骨融合發展，追蹤成本高。且椎體融合，活動受限制。	220000	FBZ021437001	每一位使用這些植入性的外科醫師必須考慮每位患者臨床醫療狀況，且完全熟悉使用這類植入物的外科步驟及潛在的併發症。

3607	非電力取出圈刃 3CMX6CMX230CM AS:CONMED 00230A	SPIDER-NET RETRIEVAL DEVICE 3CMX6CMX230CM AS:CONMED 00230A	本項特材係用於內視鏡取物，包括選重的息肉，組織取樣，以及腸胃道/支氣管內的異物。考量現行臨床已有其他材料可使用，作用與SNARE套環(內含於相關診療項目)近似，且未提出使用經驗之正式報告，臨床証據不足，故不同意納入健保給付。	無	本項特材係用於內視鏡取物，包括選重的息肉，組織取樣，以及腸胃道/支氣管內的異物。考量現行臨床已有其他材料可使用，作用與SNARE套環(內含於相關診療項目)近似，且未提出使用經驗之正式報告，臨床証據不足，故不同意納入健保給付。	較健保的更具韌性且不易斷裂，可更有效取回胃腸道中已切斷的息肉、組織樣本或異物。	4080	CDZ006656001	1. 不適用於切割組織或息肉，亦不適用與電燒器材一起使用。2. 不可與MRI設備一起使用。
3608	非電力取出圈刃 3CMX6CMX160CM AS:CONMED 0160MG	SPIDER-NET RETRIEVAL DEVICE 3CMX6CMX160CM AS:CONMED 0160MG	本項特材係用於內視鏡取物，包括選重的息肉，組織取樣，以及腸胃道/支氣管內的異物。考量現行臨床已有其他材料可使用，作用與SNARE套環(內含於相關診療項目)近似，且未提出使用經驗之正式報告，臨床証據不足，故不同意納入健保給付。	無	本項特材係用於內視鏡取物，包括選重的息肉，組織取樣，以及腸胃道/支氣管內的異物。考量現行臨床已有其他材料可使用，作用與SNARE套環(內含於相關診療項目)近似，且未提出使用經驗之正式報告，臨床証據不足，故不同意納入健保給付。	較健保的更具韌性且不易斷裂，可更有效取回胃腸道中已切斷的息肉、組織樣本或異物。	4080	CDZ006656001	1. 不適用於切割組織或息肉，亦不適用與電燒器材一起使用。2. 不可與MRI設備一起使用。
3609	頸椎椎間盤植入物 CERVICAL DISC PROSTHESIS D14XW17XH6 AS:SPINEART CDP-TI 14 06-S	CERVICAL DISC PROSTHESIS D14XW17XH6 AS:SPINEART CDP-TI 14 06-S	1.該特材鈦金屬內側經Diamolith Coating 可有效減少磨損，延長使用壽命。2.恢復脊椎活動角度前後16度、左右16度，未來不易造成相鄰節段椎間盤之退化病變。3.鈦合金及PE結構，術後MRI清晰，不會造成影像干擾，有利未來長期追蹤檢查。	手術時：凝血的問題、神經系統的損傷導致暫時或永久的缺陷、疼痛或功能障礙、骨折、手術後：靜脈血栓及肺栓塞、感染、心血管疾病、血腫及延緩癒合。	本產品是用來確保患者生理結構的變異能得到最佳的調整，本產品用來替換退化性頸椎椎間盤。	本產品：術後不須戴頸圈，可回復正常活動，追蹤成本低。身體活動程度可恢復活動角度前後16度、左右16度。傳統健保給付品：術後須戴頸圈12週，追蹤骨融合發展，追蹤成本高。且椎體融合，活動受限制。	220000	FBZ021437001	每一位使用這些植入性的外科醫師必須考慮每位患者臨床醫療狀況，且完全熟悉使用這類植入物的外科步驟及潛在的併發症。
3611	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 3.0X34MM AS:WRIGHT 44110013	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 3.0X34MM AS:WRIGHT 44110013	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織、螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
3612	夏勒足踝骨釘骨板系統 MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X30MM SHORT AS:WRIGHT 44110022	MULTI-USE COMPRESSION SCREW 4.3X30MM SHORT AS:WRIGHT 44110022	用於足踝骨折固定、矯正、關節融和等。	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	埋頭式設計，避免螺釘頭突出造成患者不適感及異物感，避免傷害周圍軟組織、螺距差異設計，具備加壓之作用	藉由不同螺距比例，達到加壓之效果；中空埋頭設計可降低併發症。	12600	FBS0930430W2	無
3614	鈦密斯顱骨固定系統 TIMESH CRANIAL FIXATION SYSTEM 152X152MM AS：MEDTRONIC 016152	TIMESH CRANIAL FIXATION SYSTEM 152X152MM AS：MEDTRONIC 016152	依病患受損部位電腦塑型修補顱骨及顱顏面難以用其他方法塑型之部位。	與植入裝置相關的併發症則包含下列各項：(1)初期或晚期發生植入裝置的部分或全部組件鬆脫。(2)植入裝置的部分或全部組件解體、彎折和/或斷裂。(3)患者對植入裝置、碎片、腐蝕產品出現異物(過敏)反應，可能會引起金屬沈積症、變色、腫瘤形成，和/或自體免疫疾病。	依病患受損部位電腦塑型修補顱骨及顱顏面難以用其他方法塑型之部位。	無健保已給付之品項	92244	FPP0816152M4	無
3615	妮都薔斯無針式網片(聚丙烯懸吊帶X1,植入牽 引器X1) CONTASURE NEEDLELESS((INSERTION TIPX1,SLINGX1) AS:NEOMEDIC NL-01	CONTASURE NEEDLELESS ((INSERTION TIPX1,SLINGX1) AS:NEOMEDIC NL-01	考量目前文獻資料尚無足夠的證據明確顯示其療效優於傳統懸吊手術，且傳統手術方式已足供臨床使用，另本案產品價格過高，故暫不納入。	在牽引網片時可能會造成靜脈、神經、膀胱或尿道的穿孔。可能需要手術的介入來治療。做為一種相對於身體組織間的外來異物，本產品可能觸發已先行存有的感染風險。	本產品用於女性因尿道過動症候群 (urethra hypermobility) 和/或內因性括約肌功能不足 (intrinsic sphincter deficiency)而導致的應力性尿失禁 (SUI)。手術過程平均只要9分鐘(4-12 min)，僅要做局部麻醉，手術完當天患者確認無任何不適後，當天就可以回家休養。	為一種低侵入性的治療尿失禁手術，僅對陰道做一單一切口，無須經由鼠蹊部或是腹部做牽引。	32000	FSZ027976001	"此產品為植入裝置，在手術過程中需嚴格進行無菌測量。植入本產品須由已受過本產品置放訓練的醫師使用，且需瞭解本裝置的作用機械原理。植入須由具有執行手術技術資格之醫師進行。本產品為滅菌產品，且於使用前必須滅菌。"
3616	雙極電極 BIPOLAR ELECTRODE 50CMX2.0MM AS:SPINENDOS SP087700.000	BIPOLAR ELECTRODE 50CMX2.0MM AS:SPINENDOS SP087700.000	適用於脊椎(頸椎、胸椎、腰椎)內視鏡手術。其功能是切割與凝固軟組織、止血、修補椎間盤外核。	漏電、脫膠、神經根或脊髓穿刺損傷	金屬部分：壓研處理的不銹鋼(1.4310)，由於含有17%的鉻及7%的鎳，使得此鋼材具有非常好的耐腐蝕性。冷壓會有更高的抗壓強度產生。塑料部分：聚四氟乙烯(PTFE)，是一種用氟取代聚乙烯中所有氫原子的人工合成高分子材料，具抗酸鹼、抗各種有機溶劑、耐高溫、摩擦係數低	無健保同等品項	84000	S8026992001	無
3617	雙極電極 BIPOLAR ELECTRODE 36CMX2.0MM AS:SPINENDOS SP087700.002	BIPOLAR ELECTRODE 36CMX2.0MM AS:SPINENDOS SP087700.002	適用於脊椎(頸椎、胸椎、腰椎)內視鏡手術。其功能是切割與凝固軟組織、止血、修補椎間盤外核。	漏電、脫膠、神經根或脊髓穿刺損傷	金屬部分：壓研處理的不銹鋼(1.4310)，由於含有17%的鉻及7%的鎳，使得此鋼材具有非常好的耐腐蝕性。冷壓會有更高的抗壓強度產生。塑料部分：聚四氟乙烯(PTFE)，是一種用氟取代聚乙烯中所有氫原子的人工合成高分子材料，具抗酸鹼、抗各種有機溶劑、耐高溫、摩擦係數低	無健保同等品項	84000	S8026992002	無
3618	兒科用骨釘骨板系統 SMALL HINGE PLATE 12MM AS:PEGA HPI012	SMALL HINGE PLATE 12MM AS:PEGA HPI012	I艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	少部分患者對外來物具金屬敏感性或刺激性反應。	本產品為暫時性植入物，透過骨釘在骨?版兩端固定骨板，可幫助兒科患者透過抑制縱向骨?來矯正長骨生長角度，矯正四肢骨 (如 股骨、脛骨)，關節處 (如 踝關節) 等內翻、外翻、彎曲。	目前健保給付品項中並無可動的鉸鏈式骨板且無針對孩童骨骼生長不良進行矯正之骨板。健保傳統骨板並非特別針對孩童矯正所設計，於成長過程中，因受到的應力而斷裂，或產生骨板移位、脫釘等狀況，造成骨板與骨骼不能完全貼合，該骨板即失去功能、無法達到矯正治療的效果。	46000	FBP06PEGAH4P	使用本產品時請依照所提供之操作及使用資訊使用。
3619	兒科用骨釘骨板系統 MEDIUM HINGE PLATE 16MM AS:PEGA HPI016	MEDIUM HINGE PLATE 16MM AS:PEGA HPI016	I艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	少部分患者對外來物具金屬敏感性或刺激性反應。	本產品為暫時性植入物，透過骨釘在骨?版兩端固定骨板，可幫助兒科患者透過抑制縱向骨?來矯正長骨生長角度，矯正四肢骨 (如 股骨、脛骨)，關節處 (如 踝關節) 等內翻、外翻、彎曲。	目前健保給付品項中並無可動的鉸鏈式骨板且無針對孩童骨骼生長不良進行矯正之骨板。健保傳統骨板並非特別針對孩童矯正所設計，於成長過程中，因受到的應力而斷裂，或產生骨板移位、脫釘等狀況，造成骨板與骨骼不能完全貼合，該骨板即失去功能、無法達到矯正治療的效果。	46000	FBP06PEGAH4P	使用本產品時請依照所提供之操作及使用資訊使用。
3620	兒科用骨釘骨板系統 LARGE HINGE PLATE 20MM AS:PEGA HPI020	LARGE HINGE PLATE 20MM AS:PEGA HPI020	本產品為暫時性植入物，透過骨釘在骨?版兩端固定骨板，可幫助兒科患者透過抑制縱向骨?來矯正長骨生長角度，矯正四肢骨 (如 股骨、脛骨)，關節處 (如 踝關節) 等內翻、外翻、彎曲。	少部分患者對外來物具金屬敏感性或刺激性反應。	本產品為暫時性植入物，透過骨釘在骨?版兩端固定骨板，可幫助兒科患者透過抑制縱向骨?來矯正長骨生長角度，矯正四肢骨 (如 股骨、脛骨)，關節處 (如 踝關節) 等內翻、外翻、彎曲。	目前健保給付品項中並無可動的鉸鏈式骨板且無針對孩童骨骼生長不良進行矯正之骨板。健保傳統骨板並非特別針對孩童矯正所設計，於成長過程中，因受到的應力而斷裂，或產生骨板移位、脫釘等狀況，造成骨板與骨骼不能完全貼合，該骨板即失去功能、無法達到矯正治療的效果。	46000	FBP06PEGAH4P	使用本產品時請依照所提供之操作及使用資訊使用。
3621	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 5.5X30MM AS:REBORN ESSENCE 663-5530Y	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM POLY AXIAL SCREW 5.5X30MM AS:REBORN ESSENCE 663-5530Y	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大。自費品微創釘，術後傷口較小。	19000	FBZ004676001	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3622	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 5.5X35MM AS:REBORN ESSENCE 663-5535Y	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM POLY AXIAL SCREW 5.5X35MM AS:REBORN ESSENCE 663-5535Y	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大。自費品微創釘，術後傷口較小。	19000	FBZ004676001	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3623	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 5.5X40MM AS:REBORN ESSENCE 663-5540Y	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM POLY AXIAL SCREW 5.5X40MM AS:REBORN ESSENCE 663-5540Y	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼，且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大。自費品微創釘，術後傷口較小。	19000	FBZ004676001	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。

3624	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 5.5X45MM AS:REBORN ESSENCE 663-5545Y	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM POLY AXIAL SCREW 5.5X45MM AS:REBORN ESSENCE 663-5545Y	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	19000	FBZ004676001	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3625	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 5.5X50MM AS:REBORN ESSENCE 663-5550Y	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM POLY AXIAL SCREW 5.5X50MM AS:REBORN ESSENCE 663-5550Y	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	19000	FBZ004676001	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3626	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 6.0X30MM AS:REBORN ESSENCE 663-6030Y	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM POLY AXIAL SCREW 6.0X30MM AS:REBORN ESSENCE 663-6030Y	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	19000	FBZ004676001	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3627	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 6.0X35MM AS:REBORN ESSENCE 663-6035Y	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM POLY AXIAL SCREW 6.0X35MM AS:REBORN ESSENCE 663-6035Y	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	19000	FBZ004676001	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3628	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 6.0X40MM AS:REBORN ESSENCE 663-6040Y	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM POLY AXIAL SCREW 6.0X40MM AS:REBORN ESSENCE 663-6040Y	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	19000	FBZ004676001	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3629	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 6.0X45MM AS:REBORN ESSENCE 663-6045Y	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM POLY AXIAL SCREW 6.0X45MM AS:REBORN ESSENCE 663-6045Y	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	19000	FBZ004676001	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3630	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 6.0X50MM AS:REBORN ESSENCE 663-6050Y	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM POLY AXIAL SCREW 6.0X50MM AS:REBORN ESSENCE 663-6050Y	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	19000	FBZ004676001	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3631	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 6.25X40MM AS:REBORN ESSENCE 663-6240Y	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM POLY AXIAL SCREW 6.25X40MM AS:REBORN ESSENCE 663-6240Y	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	19000	FBZ004676001	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3632	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 6.25X45MM AS:REBORN ESSENCE 663-6245Y	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM POLY AXIAL SCREW 6.25X45MM AS:REBORN ESSENCE 663-6245Y	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	19000	FBZ004676001	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3633	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 6.25X50MM AS:REBORN ESSENCE 663-6250Y	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM POLY AXIAL SCREW 6.25X50MM AS:REBORN ESSENCE 663-6250Y	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	19000	FBZ004676001	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3634	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 6.5X30MM AS:REBORN ESSENCE 663-6530Y	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM POLY AXIAL SCREW 6.5X30MM AS:REBORN ESSENCE 663-6530Y	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	19000	FBZ004676001	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3635	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 6.5X35MM AS:REBORN ESSENCE 663-6535Y	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM POLY AXIAL SCREW 6.5X35MM AS:REBORN ESSENCE 663-6535Y	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	19000	FBZ004676001	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3636	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 6.5X40MM AS:REBORN ESSENCE 663-6540Y	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM POLY AXIAL SCREW 6.5X40MM AS:REBORN ESSENCE 663-6540Y	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	19000	FBZ004676001	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3637	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 6.5X45MM AS:REBORN ESSENCE 663-6545Y	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM POLY AXIAL SCREW 6.5X45MM AS:REBORN ESSENCE 663-6545Y	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	19000	FBZ004676001	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。

3638	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 6.5X50MM AS:REBORN ESSENCE 663-6550Y	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM POLY AXIAL SCREW 6.5X50MM AS:REBORN ESSENCE 663-6550Y	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	19000	FBZ004676001	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3639	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 6.5X55MM AS:REBORN ESSENCE 663-6555Y	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM POLY AXIAL SCREW 6.5X55MM AS:REBORN ESSENCE 663-6555Y	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	19000	FBZ004676001	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3640	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 6.5X60MM AS:REBORN ESSENCE 663-6560Y	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM POLY AXIAL SCREW 6.5X60MM AS:REBORN ESSENCE 663-6560Y	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	19000	FBZ004676001	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3641	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 7.0X30MM AS:REBORN ESSENCE 663-7030Y	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM POLY AXIAL SCREW 7.0X30MM AS:REBORN ESSENCE 663-7030Y	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	19000	FBZ004676001	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3642	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 7.0X35MM AS:REBORN ESSENCE 663-7035Y	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM POLY AXIAL SCREW 7.0X35MM AS:REBORN ESSENCE 663-7035Y	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	19000	FBZ004676001	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3643	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 7.0X40MM AS:REBORN ESSENCE 663-7040Y	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM POLY AXIAL SCREW 7.0X40MM AS:REBORN ESSENCE 663-7040Y	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	19000	FBZ004676001	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3644	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 7.0X45MM AS:REBORN ESSENCE 663-7045Y	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM POLY AXIAL SCREW 7.0X45MM AS:REBORN ESSENCE 663-7045Y	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	19000	FBZ004676001	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3645	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 7.0X50MM AS:REBORN ESSENCE 663-7050Y	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM POLY AXIAL SCREW 7.0X50MM AS:REBORN ESSENCE 663-7050Y	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	19000	FBZ004676001	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3646	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 7.0X55MM AS:REBORN ESSENCE 663-7055Y	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM POLY AXIAL SCREW 7.0X55MM AS:REBORN ESSENCE 663-7055Y	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	19000	FBZ004676001	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3647	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 萬向螺釘 POLY AXIAL SCREW 7.0X60MM AS:REBORN ESSENCE 663-7060Y	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM POLY AXIAL SCREW 7.0X60MM AS:REBORN ESSENCE 663-7060Y	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	19000	FBZ004676001	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3648	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 4.5X40MM AS:REBORN ESSENCE 320-4504C	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM PRE-BENT ROD 4.5X40MM AS:REBORN ESSENCE 320-4504C	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	8500	FBZ004676003	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3649	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 4.5X50MM AS:REBORN ESSENCE 320-4505C	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM PRE-BENT ROD 4.5X50MM AS:REBORN ESSENCE 320-4505C	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	8500	FBZ004676003	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3650	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 4.5X60MM AS:REBORN ESSENCE 320-4506C	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM PRE-BENT ROD 4.5X60MM AS:REBORN ESSENCE 320-4506C	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	8500	FBZ004676003	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3651	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 4.5X70MM AS:REBORN ESSENCE 320-4507C	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM PRE-BENT ROD 4.5X70MM AS:REBORN ESSENCE 320-4507C	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	8500	FBZ004676003	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。

3652	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 4.5X80MM AS:REBORN ESSENCE 320-4508C	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM PRE-BENT ROD 4.5X80MM AS:REBORN ESSENCE 320-4508C	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	8500	FBZ004676003	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3653	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 4.5X90MM AS:REBORN ESSENCE 320-4509C	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM PRE-BENT ROD 4.5X90MM AS:REBORN ESSENCE 320-4509C	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	8500	FBZ004676003	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3654	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 4.5X100MM AS:REBORN ESSENCE 320-4510C	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM PRE-BENT ROD 4.5X100MM AS:REBORN ESSENCE 320-4510C	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	8500	FBZ004676003	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3655	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 4.5X110MM AS:REBORN ESSENCE 320-4511C	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM PRE-BENT ROD 4.5X110MM AS:REBORN ESSENCE 320-4511C	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	15000	FBZ004676004	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3656	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 4.5X120MM AS:REBORN ESSENCE 320-4512C	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM PRE-BENT ROD 4.5X120MM AS:REBORN ESSENCE 320-4512C	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	15000	FBZ004676004	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3657	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 4.5X130MM AS:REBORN ESSENCE 320-4513C	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM PRE-BENT ROD 4.5X130MM AS:REBORN ESSENCE 320-4513C	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	15000	FBZ004676004	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3658	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 4.5X150MM AS:REBORN ESSENCE 320-4515C	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM PRE-BENT ROD 4.5X150MM AS:REBORN ESSENCE 320-4515C	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	15000	FBZ004676004	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3659	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 4.5X170MM AS:REBORN ESSENCE 320-4517C	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM PRE-BENT ROD 4.5X170MM AS:REBORN ESSENCE 320-4517C	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	15000	FBZ004676004	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3660	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 4.5X190MM AS:REBORN ESSENCE 320-4519C	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM PRE-BENT ROD 4.5X190MM AS:REBORN ESSENCE 320-4519C	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	15000	FBZ004676004	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3661	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 4.5X210MM AS:REBORN ESSENCE 320-4521C	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM PRE-BENT ROD 4.5X210MM AS:REBORN ESSENCE 320-4521C	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	15000	FBZ004676004	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3662	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 4.5X230MM AS:REBORN ESSENCE 320-4523C	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM PRE-BENT ROD 4.5X230MM AS:REBORN ESSENCE 320-4523C	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	15000	FBZ004676004	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3663	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 4.5X250MM AS:REBORN ESSENCE 320-4525C	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM PRE-BENT ROD 4.5X250MM AS:REBORN ESSENCE 320-4525C	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	15000	FBZ004676004	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3664	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 5.5X40MM AS:REBORN ESSENCE 320-5504C	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM PRE-BENT ROD 5.5X40MM AS:REBORN ESSENCE 320-5504C	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	8500	FBZ004676003	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3665	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 5.5X50MM AS:REBORN ESSENCE 320-5505C	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM PRE-BENT ROD 5.5X50MM AS:REBORN ESSENCE 320-5505C	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	8500	FBZ004676003	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。

3666	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 5.5X60MM AS:REBORN ESSENCE 320-5506C	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM PRE-BENT ROD 5.5X60MM AS:REBORN ESSENCE 320-5506C	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	8500	FBZ004676003	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3667	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 5.5X70MM AS:REBORN ESSENCE 320-5507C	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM PRE-BENT ROD 5.5X70MM AS:REBORN ESSENCE 320-5507C	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	8500	FBZ004676003	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3668	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 5.5X80MM AS:REBORN ESSENCE 320-5508C	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM PRE-BENT ROD 5.5X80MM AS:REBORN ESSENCE 320-5508C	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	8500	FBZ004676003	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3669	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 5.5X90MM AS:REBORN ESSENCE 320-5509C	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM PRE-BENT ROD 5.5X90MM AS:REBORN ESSENCE 320-5509C	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	8500	FBZ004676003	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3670	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 5.5X100MM AS:REBORN ESSENCE 320-5510C	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM PRE-BENT ROD 5.5X100MM AS:REBORN ESSENCE 320-5510C	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	8500	FBZ004676003	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3671	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 5.5X110MM AS:REBORN ESSENCE 320-5511C	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM PRE-BENT ROD 5.5X110MM AS:REBORN ESSENCE 320-5511C	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	15000	FBZ004676004	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3672	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 5.5X120MM AS:REBORN ESSENCE 320-5512C	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM PRE-BENT ROD 5.5X120MM AS:REBORN ESSENCE 320-5512C	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	15000	FBZ004676004	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3673	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 5.5X130MM AS:REBORN ESSENCE 320-5513C	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM PRE-BENT ROD 5.5X130MM AS:REBORN ESSENCE 320-5513C	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	15000	FBZ004676004	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3674	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 5.5X150MM AS:REBORN ESSENCE 320-5515C	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM PRE-BENT ROD 5.5X150MM AS:REBORN ESSENCE 320-5515C	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	15000	FBZ004676004	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3675	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 5.5X170MM AS:REBORN ESSENCE 320-5517C	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM PRE-BENT ROD 5.5X170MM AS:REBORN ESSENCE 320-5517C	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	15000	FBZ004676004	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3676	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 5.5X190MM AS:REBORN ESSENCE 320-5519C	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM PRE-BENT ROD 5.5X190MM AS:REBORN ESSENCE 320-5519C	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	15000	FBZ004676004	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3677	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 5.5X210MM AS:REBORN ESSENCE 320-5521C	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM PRE-BENT ROD 5.5X210MM AS:REBORN ESSENCE 320-5521C	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	15000	FBZ004676004	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3678	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 5.5X230MM AS:REBORN ESSENCE 320-5523C	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM PRE-BENT ROD 5.5X230MM AS:REBORN ESSENCE 320-5523C	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	15000	FBZ004676004	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3679	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統 預彎桿 PRE-BENT ROD 5.5X250MM AS:REBORN ESSENCE 320-5525C	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM PRE-BENT ROD 5.5X250MM AS:REBORN ESSENCE 320-5525C	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成， 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大，自費品微創釘，術後傷口較小。	15000	FBZ004676004	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。

3680	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統(二節) REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM(SCREWX4+RODX2) AS:REBORN ESSENCE	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM(2-LEVEL)(SCREWX4+RODX2) AS:REBORN ESSENCE	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成。 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大。自費品微創釘，術後傷口較小。	93000	FBZ004676005	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3681	瑞寶億諾瓦脊椎固定系統(三節) REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM(SCREWX6+RODX2) AS:REBORN ESSENCE	REBORN ESSENCE NOVA SPINAL FIXATION SYSTEM(3-LEVEL)(SCREWX6+RODX2) AS:REBORN ESSENCE	脊椎融合手術後骨融合前暫時的固定裝置，用於成熟發展之骨骼、且患者有急性或慢性之症狀，提供固定及穩定之效果。本產品適用於胸腰椎節段T1~S1。	可能發生不良影響如硬脊膜破裂、感染、滑囊炎、植入物彎曲或斷裂、對植入物之金屬材質過敏，或因手術創傷造成神經受損、延遲癒合或不癒合、植入物之抗力作用使骨密度降低。	1.瑞寶億諾瓦脊椎固定系統組件為符合ISO5832-3規範之鈦合金Ti-6A1-4V製成。 2.萬向螺釘頭多角度設計，可適用與各種角度鎖定，螺絲杯延長設計，不必劃大傷口，在微創手術中小傷口也能能順利安裝Rod。	健保品術後傷口較大。自費品微創釘，術後傷口較小。	131000	FBZ004676006	植入物適當的尺寸、外型及材質都可能影響內固定器的穩固，因此正確選擇植入物尺寸非常重要，須與人體骨骼相近才能達到最佳效果。手術過程中應使用X-Ray輔助定位、復位，以減少併發症。
3682	聚合物自動內視鏡血管夾扣 HEM-O-LOK AUTO. CLIPS APPLIER 5MM ML 15CLIP/PC AS:TELEFLEX AE05ML	HEM-O-LOK AUTO. CLIPS APPLIER 5MM ML 15CLIP/PC AS:TELEFLEX AE05ML	此特材屬性、成本、功能、臨床成效高度優於目前健保給付的鈦金屬血管夾	無	本產品是用於手術的血管或管狀組織結構綁紮的手術使用。外科醫生應該依血管或組織結構的大小來使用適當的血管夾綁紮，以使該血管夾可完全封住血管或組織。	無	14500	SSZ009808003	禁忌症：不可使用作為避孕用輸卵管的結紮。本產品禁忌使用在腹腔鏡的捐體腎臟切除術的腎動脈結紮。
3683	菲斯歐二尖瓣膜修補環 CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 24MM AS:EDWARDS 5200	CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 24MM AS:EDWARDS 5200	用以矯正病變的二尖瓣膜修復，可適用於巴洛氏症的病人	可能有殘餘的或再發性的瓣膜功能不全;狹窄;血栓性栓塞;溶血等術後併發症	員生理機能瓣膜環是由多層的合金，塑膠條片由Polyester 纖維附蓋在一層矽膠所形成的縫合環組成的。本產品適用在校正二尖瓣功能不足或在治療中未達置換之條件，但有混合式之功能不足及狹窄時使用。	本產品特點在於具有選擇彈性，前段保有剛性以便於重塑，後段彈性則能保留心臟的活動能力，瓣環成較型，更符合主動脈根部，適用於不需置換本身二尖瓣的患者。	37000	FHZ020318001	在手術前，必須針對做該手術之效益及風險向醫師詳細諮詢
3684	菲斯歐二尖瓣膜修補環 CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 26MM AS:EDWARDS 5200	CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 26MM AS:EDWARDS 5200	用以矯正病變的二尖瓣膜修復，可適用於巴洛氏症的病人	可能有殘餘的或再發性的瓣膜功能不全;狹窄;血栓性栓塞;溶血等術後併發症	員生理機能瓣膜環是由多層的合金，塑膠條片由Polyester 纖維附蓋在一層矽膠所形成的縫合環組成的。本產品適用在校正二尖瓣功能不足或在治療中未達置換之條件，但有混合式之功能不足及狹窄時使用。	本產品特點在於具有選擇彈性，前段保有剛性以便於重塑，後段彈性則能保留心臟的活動能力，瓣環成較型，更符合主動脈根部，適用於不需置換本身二尖瓣的患者。	37000	FHZ020318001	在手術前，必須針對做該手術之效益及風險向醫師詳細諮詢
3685	菲斯歐二尖瓣膜修補環 CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 28MM AS:EDWARDS 5200	CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 28MM AS:EDWARDS 5200	用以矯正病變的二尖瓣膜修復，可適用於巴洛氏症的病人	可能有殘餘的或再發性的瓣膜功能不全;狹窄;血栓性栓塞;溶血等術後併發症	員生理機能瓣膜環是由多層的合金，塑膠條片由Polyester 纖維附蓋在一層矽膠所形成的縫合環組成的。本產品適用在校正二尖瓣功能不足或在治療中未達置換之條件，但有混合式之功能不足及狹窄時使用。	本產品特點在於具有選擇彈性，前段保有剛性以便於重塑，後段彈性則能保留心臟的活動能力，瓣環成較型，更符合主動脈根部，適用於不需置換本身二尖瓣的患者。	37000	FHZ020318001	在手術前，必須針對做該手術之效益及風險向醫師詳細諮詢
3686	菲斯歐二尖瓣膜修補環 CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 30MM AS:EDWARDS 5200	CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 30MM AS:EDWARDS 5200	用以矯正病變的二尖瓣膜修復，可適用於巴洛氏症的病人	可能有殘餘的或再發性的瓣膜功能不全;狹窄;血栓性栓塞;溶血等術後併發症	員生理機能瓣膜環是由多層的合金，塑膠條片由Polyester 纖維附蓋在一層矽膠所形成的縫合環組成的。本產品適用在校正二尖瓣功能不足或在治療中未達置換之條件，但有混合式之功能不足及狹窄時使用。	本產品特點在於具有選擇彈性，前段保有剛性以便於重塑，後段彈性則能保留心臟的活動能力，瓣環成較型，更符合主動脈根部，適用於不需置換本身二尖瓣的患者。	37000	FHZ020318001	在手術前，必須針對做該手術之效益及風險向醫師詳細諮詢
3687	菲斯歐二尖瓣膜修補環 CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 32MM AS:EDWARDS 5200	CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 32MM AS:EDWARDS 5200	用以矯正病變的二尖瓣膜修復，可適用於巴洛氏症的病人	可能有殘餘的或再發性的瓣膜功能不全;狹窄;血栓性栓塞;溶血等術後併發症	員生理機能瓣膜環是由多層的合金，塑膠條片由Polyester 纖維附蓋在一層矽膠所形成的縫合環組成的。本產品適用在校正二尖瓣功能不足或在治療中未達置換之條件，但有混合式之功能不足及狹窄時使用。	本產品特點在於具有選擇彈性，前段保有剛性以便於重塑，後段彈性則能保留心臟的活動能力，瓣環成較型，更符合主動脈根部，適用於不需置換本身二尖瓣的患者。	37000	FHZ020318001	在手術前，必須針對做該手術之效益及風險向醫師詳細諮詢
3688	菲斯歐二尖瓣膜修補環 CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 34MM AS:EDWARDS 5200	CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 34MM AS:EDWARDS 5200	用以矯正病變的二尖瓣膜修復，可適用於巴洛氏症的病人	可能有殘餘的或再發性的瓣膜功能不全;狹窄;血栓性栓塞;溶血等術後併發症	員生理機能瓣膜環是由多層的合金，塑膠條片由Polyester 纖維附蓋在一層矽膠所形成的縫合環組成的。本產品適用在校正二尖瓣功能不足或在治療中未達置換之條件，但有混合式之功能不足及狹窄時使用。	本產品特點在於具有選擇彈性，前段保有剛性以便於重塑，後段彈性則能保留心臟的活動能力，瓣環成較型，更符合主動脈根部，適用於不需置換本身二尖瓣的患者。	37000	FHZ020318001	在手術前，必須針對做該手術之效益及風險向醫師詳細諮詢
3689	菲斯歐二尖瓣膜修補環 CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 36MM AS:EDWARDS 5200	CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 36MM AS:EDWARDS 5200	用以矯正病變的二尖瓣膜修復，可適用於巴洛氏症的病人	可能有殘餘的或再發性的瓣膜功能不全;狹窄;血栓性栓塞;溶血等術後併發症	員生理機能瓣膜環是由多層的合金，塑膠條片由Polyester 纖維附蓋在一層矽膠所形成的縫合環組成的。本產品適用在校正二尖瓣功能不足或在治療中未達置換之條件，但有混合式之功能不足及狹窄時使用。	本產品特點在於具有選擇彈性，前段保有剛性以便於重塑，後段彈性則能保留心臟的活動能力，瓣環成較型，更符合主動脈根部，適用於不需置換本身二尖瓣的患者。	37000	FHZ020318001	在手術前，必須針對做該手術之效益及風險向醫師詳細諮詢
3690	菲斯歐二尖瓣膜修補環 CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 40MM AS:EDWARDS 5200	CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 40MM AS:EDWARDS 5200	用以矯正病變的二尖瓣膜修復，可適用於巴洛氏症的病人	可能有殘餘的或再發性的瓣膜功能不全;狹窄;血栓性栓塞;溶血等術後併發症	員生理機能瓣膜環是由多層的合金，塑膠條片由Polyester 纖維附蓋在一層矽膠所形成的縫合環組成的。本產品適用在校正二尖瓣功能不足或在治療中未達置換之條件，但有混合式之功能不足及狹窄時使用。	本產品特點在於具有選擇彈性，前段保有剛性以便於重塑，後段彈性則能保留心臟的活動能力，瓣環成較型，更符合主動脈根部，適用於不需置換本身二尖瓣的患者。	37000	FHZ020318001	在手術前，必須針對做該手術之效益及風險向醫師詳細諮詢
3691	去礦物質骨基質骨骼替代品 凝膠 DEMINERALIZED BONE MATRIX GEL 1CC AS:SURFUSE SG1	DEMINERALIZED BONE MATRIX GEL 1CC AS:SURFUSE SG1	透過手術過程執行骨缺損之填補及增加植入物的穩定度；針筒的設計可透過小傷口進行填補	若保存不當成骨速度較不如預期	1.具有骨誘導、骨引導作用，以達到骨生長效果 2.無論硬骨或鬆質骨，使用DFDBA(本特材)其長骨情形與自體骨最雷同 3.本特材因含有微量骨形成蛋白，可加速成骨作用 4.不須為了植骨而於另處取骨補骨缺損	1.骨組織生長速度較快2.患處不易有軟組織長人	25000	FBZ028600002	保存溫度30度以下
3692	去礦物質骨基質骨骼替代品 凝膠 DEMINERALIZED BONE MATRIX GEL 3CC AS:SURFUSE SG3	DEMINERALIZED BONE MATRIX GEL 3CC AS:SURFUSE SG3	透過手術過程執行骨缺損之填補及增加植入物的穩定度；針筒的設計可透過小傷口進行填補	若保存不當成骨速度較不如預期	1.具有骨誘導、骨引導作用，以達到骨生長效果 2.無論硬骨或鬆質骨，使用DFDBA(本特材)其長骨情形與自體骨最雷同 3.本特材因含有微量骨形成蛋白，可加速成骨作用 4.不須為了植骨而於另處取骨補骨缺損	1.骨組織生長速度較快2.患處不易有軟組織長人	70000	FBZ028600003	保存溫度30度以下
3693	可吸收縫合錨釘 OSTEORAPTOR 2.9MM SUTURE ANCHOR AS:SMITH & NEPHEW 72201995	OSTEORAPTOR 2.9MM SUTURE ANCHOR AS:SMITH & NEPHEW 72201995	1.可吸收材質 2.最大承受拉力37.8lbs 3.帶兩條Ultrabraid	無	用於重新連接軟組織與骨頭,如/肘腕/手部.足/踝部.髖關節.膝蓋.肩關節等	無	32000	FBZ020605001	1.勿重複使用本產品 2.須依照標準醫療程序,有關地方與國家規定予以處理。
3694	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM HEAD 20MM LEFT AS:ACUMED TR-H200L-S	ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM HEAD 20MM LEFT AS:ACUMED TR-H200L-S	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	所有有關不使用艾克曼解剖型橈骨頭系統手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等。	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	75000	FBZ019867001	不可重復使用
3695	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM HEAD 20MM RIGHT AS:ACUMED TR-H200R-S	ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM HEAD 20MM RIGHT AS:ACUMED TR-H200R-S	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	所有有關不使用艾克曼解剖型橈骨頭系統手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等。	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	75000	FBZ019867001	不可重復使用
3696	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM HEAD 22MM LEFT AS:ACUMED TR-H220L-S	ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM HEAD 22MM LEFT AS:ACUMED TR-H220L-S	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	所有有關不使用艾克曼解剖型橈骨頭系統手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等。	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	75000	FBZ019867001	不可重復使用
3697	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM HEAD 22MM RIGHT AS:ACUMED TR-H220R-S	ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM HEAD 22MM RIGHT AS:ACUMED TR-H220R-S	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	所有有關不使用艾克曼解剖型橈骨頭系統手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等。	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	75000	FBZ019867001	不可重復使用
3698	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM HEAD 24MM LEFT AS:ACUMED TR-H240L-S	ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM HEAD 24MM LEFT AS:ACUMED TR-H240L-S	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	所有有關不使用艾克曼解剖型橈骨頭系統手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等。	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	75000	FBZ019867001	不可重復使用

3699	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM HEAD 24MM RIGHT AS:ACUMED TR-H240R-S	ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM HEAD 24MM RIGHT AS:ACUMED TR-H240R-S	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	所有有關不使用艾克曼解剖型橈骨頭系統手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等。	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	75000	FBZ019867001	不可重復使用
3700	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM HEAD 26MM LEFT AS:ACUMED TR-H260L-S	ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM HEAD 26MM LEFT AS:ACUMED TR-H260L-S	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	所有有關不使用艾克曼解剖型橈骨頭系統手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等。	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	75000	FBZ019867001	不可重復使用
3701	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM HEAD 26MM RIGHT AS:ACUMED TR-H260R-S	ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM HEAD 26MM RIGHT AS:ACUMED TR-H260R-S	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	所有有關不使用艾克曼解剖型橈骨頭系統手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等。	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	75000	FBZ019867001	不可重復使用
3702	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM HEAD 28MM LEFT AS:ACUMED TR-H280L-S	ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM HEAD 28MM LEFT AS:ACUMED TR-H280L-S	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	所有有關不使用艾克曼解剖型橈骨頭系統手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等。	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	75000	FBZ019867001	不可重復使用
3703	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM HEAD 28MM RIGHT AS:ACUMED TR-H280R-S	ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM HEAD 28MM RIGHT AS:ACUMED TR-H280R-S	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	所有有關不使用艾克曼解剖型橈骨頭系統手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等。	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	75000	FBZ019867001	不可重復使用
3704	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 6MMX0MM AS:ACUMED TR-S0600-S	ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 6MMX0MM AS:ACUMED TR-S0600-S	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	所有有關不使用艾克曼解剖型橈骨頭系統手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等。	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	35000	FBZ019867001	不可重復使用
3705	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 6MMX2MM AS:ACUMED TR-S0602-S	ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 6MMX2MM AS:ACUMED TR-S0602-S	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	所有有關不使用艾克曼解剖型橈骨頭系統手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等。	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	35000	FBZ019867001	不可重復使用
3706	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 6MMX4MM AS:ACUMED TR-S0604-S	ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 6MMX4MM AS:ACUMED TR-S0604-S	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	所有有關不使用艾克曼解剖型橈骨頭系統手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等。	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	35000	FBZ019867001	不可重復使用
3707	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 6MMX8MM AS:ACUMED TR-S0608-S	ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 6MMX8MM AS:ACUMED TR-S0608-S	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	所有有關不使用艾克曼解剖型橈骨頭系統手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等。	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	35000	FBZ019867001	不可重復使用
3708	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 7MMX0MM AS:ACUMED TR-S0700-S	ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 7MMX0MM AS:ACUMED TR-S0700-S	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	所有有關不使用艾克曼解剖型橈骨頭系統手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等。	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	35000	FBZ019867001	不可重復使用
3709	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 7MMX2MM AS:ACUMED TR-S0702-S	ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 7MMX2MM AS:ACUMED TR-S0702-S	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	所有有關不使用艾克曼解剖型橈骨頭系統手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等。	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	35000	FBZ019867001	不可重復使用
3710	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 7MMX4MM AS:ACUMED TR-S0704-S	ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 7MMX4MM AS:ACUMED TR-S0704-S	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	所有有關不使用艾克曼解剖型橈骨頭系統手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等。	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	35000	FBZ019867001	不可重復使用
3711	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 7MMX8MM AS:ACUMED TR-S0708-S	ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 7MMX8MM AS:ACUMED TR-S0708-S	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	所有有關不使用艾克曼解剖型橈骨頭系統手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等。	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	35000	FBZ019867001	不可重復使用
3712	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 8MMX0MM AS:ACUMED TR-S0800-S	ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 8MMX0MM AS:ACUMED TR-S0800-S	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	所有有關不使用艾克曼解剖型橈骨頭系統手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等。	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	35000	FBZ019867001	不可重復使用
3713	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 8MMX2MM AS:ACUMED TR-S0802-S	ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 8MMX2MM AS:ACUMED TR-S0802-S	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	所有有關不使用艾克曼解剖型橈骨頭系統手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等。	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	35000	FBZ019867001	不可重復使用
3714	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 8MMX4MM AS:ACUMED TR-S0804-S	ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 8MMX4MM AS:ACUMED TR-S0804-S	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	所有有關不使用艾克曼解剖型橈骨頭系統手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等。	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	35000	FBZ019867001	不可重復使用
3715	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 8MMX8MM AS:ACUMED TR-S0808-S	ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 8MMX8MM AS:ACUMED TR-S0808-S	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	所有有關不使用艾克曼解剖型橈骨頭系統手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等。	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	35000	FBZ019867001	不可重復使用
3716	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 9MMX0MM AS:ACUMED TR-S0900-S	ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 9MMX0MM AS:ACUMED TR-S0900-S	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	所有有關不使用艾克曼解剖型橈骨頭系統手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等。	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	35000	FBZ019867001	不可重復使用
3717	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 9MMX2MM AS:ACUMED TR-S0902-S	ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 9MMX2MM AS:ACUMED TR-S0902-S	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	所有有關不使用艾克曼解剖型橈骨頭系統手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等。	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	35000	FBZ019867001	不可重復使用

3718	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 9MMX4MM AS:ACUMED TR-S0904-S	ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 9MMX4MM AS:ACUMED TR-S0904-S	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	所有有關不使用艾克曼解剖型橈骨頭系統手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等。	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	35000	FBZ019867001	不可重復使用
3719	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 9MMX8MM AS:ACUMED TR-S0908-S	ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 9MMX8MM AS:ACUMED TR-S0908-S	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	所有有關不使用艾克曼解剖型橈骨頭系統手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等。	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	35000	FBZ019867001	不可重復使用
3720	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 10MMX0MM AS:ACUMED TR-S1000-S	ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 10MMX0MM AS:ACUMED TR-S1000-S	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	所有有關不使用艾克曼解剖型橈骨頭系統手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等。	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	35000	FBZ019867001	不可重復使用
3721	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 10MMX2MM AS:ACUMED TR-S1002-S	ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 10MMX2MM AS:ACUMED TR-S1002-S	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	所有有關不使用艾克曼解剖型橈骨頭系統手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等。	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	35000	FBZ019867001	不可重復使用
3722	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 10MMX4MM AS:ACUMED TR-S1004-S	ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 10MMX4MM AS:ACUMED TR-S1004-S	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	所有有關不使用艾克曼解剖型橈骨頭系統手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等。	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	35000	FBZ019867001	不可重復使用
3723	解剖型橈骨頭系統 ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 10MMX8MM AS:ACUMED TR-S1008-S	ANATOMIC RADIAL HEAD SYSTEM STEM 10MMX8MM AS:ACUMED TR-S1008-S	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	所有有關不使用艾克曼解剖型橈骨頭系統手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等。	艾克曼"解剖型橈骨頭系統包含了橈骨頭與枝幹的組合，適合用來取代橈骨頭之關節表面，只限於使用在橈骨頭。	無	35000	FBZ019867001	不可重復使用
3724	茵特史斑活動式椎間輔助穩定植入物 INTRASPINE 8MM AS:COUSIN INTRACAL08	INTRASPINE 8MM AS:COUSIN INTRACAL08	本產品適用於腰椎(L1~L5)手術．須經保守治療6個月仍難以根治者。1.椎間孔狹窄者 2.退化性椎間盤疾病	以下是脊椎手術最常發生的副作用：(1)植體產生感染現象(2)心臟血管方面的困擾(3)繫帶斷裂(4)繫帶疲勞性鬆弛(5)靜脈血栓與栓塞(6)植體移位(7)血腫	本椎間植體為聚二甲基矽氧烷(矽膠)材質．是模擬椎間空隙設計而成的楔形嵌入物(有多種規格)．植體主體的表層為網狀的聚乙烯對苯二甲酸酯(PET)材質所包覆，繫帶亦為聚乙烯對苯二甲酸酯(PET)材質，繫帶拉緊後靠鈦合金的固定環固定。	本項無其他健保給付品項	110000	FBZ023160001	無
3725	茵特史斑活動式椎間輔助穩定植入物 INTRASPINE 10MM AS:COUSIN INTRACAL10	INTRASPINE 10MM AS:COUSIN INTRACAL10	本產品適用於腰椎(L1~L5)手術．須經保守治療6個月仍難以根治者。1.椎間孔狹窄者 2.退化性椎間盤疾病	以下是脊椎手術最常發生的副作用：(1)植體產生感染現象(2)心臟血管方面的困擾(3)繫帶斷裂(4)繫帶疲勞性鬆弛(5)靜脈血栓與栓塞(6)植體移位(7)血腫	本椎間植體為聚二甲基矽氧烷(矽膠)材質．是模擬椎間空隙設計而成的楔形嵌入物(有多種規格)．植體主體的表層為網狀的聚乙烯對苯二甲酸酯(PET)材質所包覆，繫帶亦為聚乙烯對苯二甲酸酯(PET)材質，繫帶拉緊後靠鈦合金的固定環固定。	本項無其他健保給付品項	110000	FBZ023160001	無
3726	茵特史斑活動式椎間輔助穩定植入物 INTRASPINE 12MM AS:COUSIN INTRACAL12	INTRASPINE 12MM AS:COUSIN INTRACAL12	本產品適用於腰椎(L1~L5)手術．須經保守治療6個月仍難以根治者。1.椎間孔狹窄者 2.退化性椎間盤疾病	以下是脊椎手術最常發生的副作用：(1)植體產生感染現象(2)心臟血管方面的困擾(3)繫帶斷裂(4)繫帶疲勞性鬆弛(5)靜脈血栓與栓塞(6)植體移位(7)血腫	本椎間植體為聚二甲基矽氧烷(矽膠)材質．是模擬椎間空隙設計而成的楔形嵌入物(有多種規格)．植體主體的表層為網狀的聚乙烯對苯二甲酸酯(PET)材質所包覆，繫帶亦為聚乙烯對苯二甲酸酯(PET)材質，繫帶拉緊後靠鈦合金的固定環固定。	本項無其他健保給付品項	110000	FBZ023160001	無
3727	茵特史斑活動式椎間輔助穩定植入物 INTRASPINE 14MM AS:COUSIN INTRACAL14	INTRASPINE 14MM AS:COUSIN INTRACAL14	本產品適用於腰椎(L1~L5)手術．須經保守治療6個月仍難以根治者。1.椎間孔狹窄者 2.退化性椎間盤疾病	以下是脊椎手術最常發生的副作用：(1)植體產生感染現象(2)心臟血管方面的困擾(3)繫帶斷裂(4)繫帶疲勞性鬆弛(5)靜脈血栓與栓塞(6)植體移位(7)血腫	本椎間植體為聚二甲基矽氧烷(矽膠)材質．是模擬椎間空隙設計而成的楔形嵌入物(有多種規格)．植體主體的表層為網狀的聚乙烯對苯二甲酸酯(PET)材質所包覆，繫帶亦為聚乙烯對苯二甲酸酯(PET)材質，繫帶拉緊後靠鈦合金的固定環固定。	本項無其他健保給付品項	110000	FBZ023160001	無
3728	茵特史斑活動式椎間輔助穩定植入物 INTRASPINE 16MM AS:COUSIN INTRACAL16	INTRASPINE 16MM AS:COUSIN INTRACAL16	本產品適用於腰椎(L1~L5)手術．須經保守治療6個月仍難以根治者。1.椎間孔狹窄者 2.退化性椎間盤疾病	以下是脊椎手術最常發生的副作用：(1)植體產生感染現象(2)心臟血管方面的困擾(3)繫帶斷裂(4)繫帶疲勞性鬆弛(5)靜脈血栓與栓塞(6)植體移位(7)血腫	本椎間植體為聚二甲基矽氧烷(矽膠)材質．是模擬椎間空隙設計而成的楔形嵌入物(有多種規格)．植體主體的表層為網狀的聚乙烯對苯二甲酸酯(PET)材質所包覆，繫帶亦為聚乙烯對苯二甲酸酯(PET)材質，繫帶拉緊後靠鈦合金的固定環固定。	本項無其他健保給付品項	110000	FBZ023160001	無
3729	哈默尼克福克斯弧形剪刀 HARMONIC FOCUS CURVED SHEARS 9CM AS:ETHICON HAR9F	HARMONIC FOCUS CURVED SHEARS 9CM AS:ETHICON HAR9F	用以幫助開放性手術中處理血管時減少熱傷害,減少影響周邊神經,處理淋巴結能完整封合淋巴管,促進手術中即手術後病患之安全及減少後遺症	無直接副作用．如同其他能量器械須注意勿將剛做用完之刀面直接接觸重要神經血管以免餘溫影響。	Harmonic FOCUS弧型剪刀適用於控制出血並且將熱傷害減輕到最低的情況下．將軟組織切開。此器械可以當作電燒、雷射以及不銹鋼手術刀的輔助或替代物．並運用於一般外科、耳鼻喉科、整形外科、小兒科、婦產科、泌尿科、骨科(暴露骨結構例如脊椎和關節腔)及其他開腹性手術。	"執行電燒刀手術時．電刀產生器送出的電流通過病人身體．由回流電極（電刀板）負責收集．而流回原先的產生器．所以病人身上必須貼上一電刀板．如此構成一個完整的封閉迴路．才能達到應有的功能。可用於止血即可直接切割組織或沾黏的功能。"	24000	SAY019832002	"1. 本器械禁止使用於骨骼之切割 2. 本器械不適用於作為避孕用途的輸卵管結紮 3.單一病患使用"
3730	哈默尼克福克斯弧形剪刀 HARMONIC FOCUS CURVED SHEARS 17CM AS:ETHICON HAR17F	HARMONIC FOCUS CURVED SHEARS 17CM AS:ETHICON HAR17F	用以幫助開放性手術中處理血管時減少熱傷害,減少影響周邊神經,處理淋巴結能完整封合淋巴管,促進手術中即手術後病患之安全及減少後遺症	無直接副作用．如同其他能量器械須注意勿將剛做用完之刀面直接接觸重要神經血管以免餘溫影響。	Harmonic FOCUS弧型剪刀適用於控制出血並且將熱傷害減輕到最低的情況下．將軟組織切開。此器械可以當作電燒、雷射以及不銹鋼手術刀的輔助或替代物．並運用於一般外科、耳鼻喉科、整形外科、小兒科、婦產科、泌尿科、骨科(暴露骨結構例如脊椎和關節腔)及其他開腹性手術。	"執行電燒刀手術時．電刀產生器送出的電流通過病人身體．由回流電極（電刀板）負責收集．而流回原先的產生器．所以病人身上必須貼上一電刀板．如此構成一個完整的封閉迴路．才能達到應有的功能。可用於止血即可直接切割組織或沾黏的功能。"	24000	SAY019832002	"1. 本器械禁止使用於骨骼之切割 2. 本器械不適用於作為避孕用途的輸卵管結紮 3.單一病患使用"
3731	洛克馬脊突間減壓系統 ROCKER INTERSPINOUS PROCESS SYSTEM 12X21X8MM AS:PAONAN 3300-08	ROCKER INTERSPINOUS PROCESS SYSTEM 12X21X8MM AS:PAONAN 3300-08	適用於身體功能輕微受損．有彎曲時會減輕腿部／臀部／鼠蹊疼痛．加上有或沒有背痛．且已接受至少6個月非手術性保守治療的病患	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感．原發生及續發性的感染．因手術創傷造成神經受損．延遲癒合或不癒合．對植入物之材質過敏．植入物之抗力作使用骨密度降低	本產品藉由翼狀結構設計．支撐脊突結構。並使用符合ASTM F2026醫療等級之聚醚醚銅材質．於手術中對於脊突破壞少．傷口小．植入物操作簡單好放置．可縮短手術時間．同時可加速病患復原及減輕不適之症狀	無健保同等品	100000	FBZ004058001	限使用於輕度及中度腰椎狹窄的病例及僅限適用於L3-4及L4-5範圍
3732	洛克馬脊突間減壓系統 ROCKER INTERSPINOUS PROCESS SYSTEM 12X24X10MM AS:PAONAN 3300-10	ROCKER INTERSPINOUS PROCESS SYSTEM 12X24X10MM AS:PAONAN 3300-10	適用於身體功能輕微受損．有彎曲時會減輕腿部／臀部／鼠蹊疼痛．加上有或沒有背痛．且已接受至少6個月非手術性保守治療的病患	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感．原發生及續發性的感染．因手術創傷造成神經受損．延遲癒合或不癒合．對植入物之材質過敏．植入物之抗力作使用骨密度降低	本產品藉由翼狀結構設計．支撐脊突結構。並使用符合ASTM F2026醫療等級之聚醚醚銅材質．於手術中對於脊突破壞少．傷口小．植入物操作簡單好放置．可縮短手術時間．同時可加速病患復原及減輕不適之症狀	無健保同等品	100000	FBZ004058001	限使用於輕度及中度腰椎狹窄的病例及僅限適用於L3-4及L4-5範圍
3733	洛克馬脊突間減壓系統 ROCKER INTERSPINOUS PROCESS SYSTEM 12X29X12MM AS:PAONAN 3300-12	ROCKER INTERSPINOUS PROCESS SYSTEM 12X29X12MM AS:PAONAN 3300-12	適用於身體功能輕微受損．有彎曲時會減輕腿部／臀部／鼠蹊疼痛．加上有或沒有背痛．且已接受至少6個月非手術性保守治療的病患	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感．原發生及續發性的感染．因手術創傷造成神經受損．延遲癒合或不癒合．對植入物之材質過敏．植入物之抗力作使用骨密度降低	本產品藉由翼狀結構設計．支撐脊突結構。並使用符合ASTM F2026醫療等級之聚醚醚銅材質．於手術中對於脊突破壞少．傷口小．植入物操作簡單好放置．可縮短手術時間．同時可加速病患復原及減輕不適之症狀	無健保同等品	100000	FBZ004058001	限使用於輕度及中度腰椎狹窄的病例及僅限適用於L3-4及L4-5範圍
3734	洛克馬脊突間減壓系統 ROCKER INTERSPINOUS PROCESS SYSTEM 12X31.5X14MM AS:PAONAN 3300-14	ROCKER INTERSPINOUS PROCESS SYSTEM 12X31.5X14MM AS:PAONAN 3300-14	適用於身體功能輕微受損．有彎曲時會減輕腿部／臀部／鼠蹊疼痛．加上有或沒有背痛．且已接受至少6個月非手術性保守治療的病患	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感．原發生及續發性的感染．因手術創傷造成神經受損．延遲癒合或不癒合．對植入物之材質過敏．植入物之抗力作使用骨密度降低	本產品藉由翼狀結構設計．支撐脊突結構。並使用符合ASTM F2026醫療等級之聚醚醚銅材質．於手術中對於脊突破壞少．傷口小．植入物操作簡單好放置．可縮短手術時間．同時可加速病患復原及減輕不適之症狀	無健保同等品	100000	FBZ004058001	限使用於輕度及中度腰椎狹窄的病例及僅限適用於L3-4及L4-5範圍

3735	洛克馬脊突間減壓系統 ROCKER INTERSPINOUS PROCESS SYSTEM 12X34.5X16MM AS:PAONAN 3300-16	ROCKER INTERSPINOUS PROCESS SYSTEM 12X34.5X16MM AS:PAONAN 3300-16	適用於身體功能輕微受損，有彎曲時會減輕腿部 / 臀部 / 鼠蹊疼痛，加上有或沒有背痛，且已接受至少6個月非手術性保守治療的病患	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術創傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	本產品藉由翼狀結構設計，支撐脊突結構，並使用符合ASTM F2026醫療等級之聚醚醚酮材質，於手術中對於脊突破壞少，傷口小，植入物操作簡單好放置，可縮短手術時間，同時可加速病患復原及減輕不適之症狀	無健保同等品	100000	FBZ004058001	限使用於輕度及中度腰椎狹窄的病例及僅限適用於L3-4及L4-5範圍
3736	洛克馬脊突間減壓系統 ROCKER INTERSPINOUS PROCESS SYSTEM 12X21X8MM AS:PAONAN 3300-08N	ROCKER INTERSPINOUS PROCESS SYSTEM 12X21X8MM AS:PAONAN 3300-08N	適用於身體功能輕微受損，有彎曲時會減輕腿部 / 臀部 / 鼠蹊疼痛，加上有或沒有背痛，且已接受至少6個月非手術性保守治療的病患	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術創傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	本產品藉由翼狀結構設計，支撐脊突結構，並使用符合ASTM F2026醫療等級之聚醚醚酮材質，於手術中對於脊突破壞少，傷口小，植入物操作簡單好放置，可縮短手術時間，同時可加速病患復原及減輕不適之症狀	無健保同等品	100000	FBZ004058001	限使用於輕度及中度腰椎狹窄的病例及僅限適用於L3-4及L4-5範圍
3737	洛克馬脊突間減壓系統 ROCKER INTERSPINOUS PROCESS SYSTEM 12X24X10MM AS:PAONAN 3300-10N	ROCKER INTERSPINOUS PROCESS SYSTEM 12X24X10MM AS:PAONAN 3300-10N	適用於身體功能輕微受損，有彎曲時會減輕腿部 / 臀部 / 鼠蹊疼痛，加上有或沒有背痛，且已接受至少6個月非手術性保守治療的病患	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術創傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	本產品藉由翼狀結構設計，支撐脊突結構，並使用符合ASTM F2026醫療等級之聚醚醚酮材質，於手術中對於脊突破壞少，傷口小，植入物操作簡單好放置，可縮短手術時間，同時可加速病患復原及減輕不適之症狀	無健保同等品	100000	FBZ004058001	限使用於輕度及中度腰椎狹窄的病例及僅限適用於L3-4及L4-5範圍
3738	洛克馬脊突間減壓系統 ROCKER INTERSPINOUS PROCESS SYSTEM 12X29X12MM AS:PAONAN 3300-12N	ROCKER INTERSPINOUS PROCESS SYSTEM 12X29X12MM AS:PAONAN 3300-12N	適用於身體功能輕微受損，有彎曲時會減輕腿部 / 臀部 / 鼠蹊疼痛，加上有或沒有背痛，且已接受至少6個月非手術性保守治療的病患	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術創傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	本產品藉由翼狀結構設計，支撐脊突結構，並使用符合ASTM F2026醫療等級之聚醚醚酮材質，於手術中對於脊突破壞少，傷口小，植入物操作簡單好放置，可縮短手術時間，同時可加速病患復原及減輕不適之症狀	無健保同等品	100000	FBZ004058001	限使用於輕度及中度腰椎狹窄的病例及僅限適用於L3-4及L4-5範圍
3739	洛克馬脊突間減壓系統 ROCKER INTERSPINOUS PROCESS SYSTEM 12X31.5X14MM AS:PAONAN 3300-14N	ROCKER INTERSPINOUS PROCESS SYSTEM 12X31.5X14MM AS:PAONAN 3300-14N	適用於身體功能輕微受損，有彎曲時會減輕腿部 / 臀部 / 鼠蹊疼痛，加上有或沒有背痛，且已接受至少6個月非手術性保守治療的病患	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術創傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	本產品藉由翼狀結構設計，支撐脊突結構，並使用符合ASTM F2026醫療等級之聚醚醚酮材質，於手術中對於脊突破壞少，傷口小，植入物操作簡單好放置，可縮短手術時間，同時可加速病患復原及減輕不適之症狀	無健保同等品	100000	FBZ004058001	限使用於輕度及中度腰椎狹窄的病例及僅限適用於L3-4及L4-5範圍
3740	洛克馬脊突間減壓系統 ROCKER INTERSPINOUS PROCESS SYSTEM 12X34.5X16MM AS:PAONAN 3300-16N	ROCKER INTERSPINOUS PROCESS SYSTEM 12X34.5X16MM AS:PAONAN 3300-16N	適用於身體功能輕微受損，有彎曲時會減輕腿部 / 臀部 / 鼠蹊疼痛，加上有或沒有背痛，且已接受至少6個月非手術性保守治療的病患	可能發生不良影響如因植入物引起之疼痛及異物感，原發生及續發性的感染，因手術創傷造成神經受損，延遲癒合或不癒合，對植入物之材質過敏，植入物之抗力作使用骨密度降低	本產品藉由翼狀結構設計，支撐脊突結構，並使用符合ASTM F2026醫療等級之聚醚醚酮材質，於手術中對於脊突破壞少，傷口小，植入物操作簡單好放置，可縮短手術時間，同時可加速病患復原及減輕不適之症狀	無健保同等品	100000	FBZ004058001	限使用於輕度及中度腰椎狹窄的病例及僅限適用於L3-4及L4-5範圍
3741	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 22X6MM AS:MEDTRONIC 3992206	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 22X6MM AS:MEDTRONIC 3992206	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險：植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌。重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3742	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 22X7MM AS:MEDTRONIC 3992207	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 22X7MM AS:MEDTRONIC 3992207	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險：植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌。重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3743	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 22X8MM AS:MEDTRONIC 3992208	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 22X8MM AS:MEDTRONIC 3992208	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險：植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌。重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3744	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 22X9MM AS:MEDTRONIC 3992209	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 22X9MM AS:MEDTRONIC 3992209	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險：植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌。重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3745	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 22X10MM AS:MEDTRONIC 3992210	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 22X10MM AS:MEDTRONIC 3992210	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險：植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌。重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3746	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 22X11MM AS:MEDTRONIC 3992211	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 22X11MM AS:MEDTRONIC 3992211	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險：植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌。重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3747	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 22X12MM AS:MEDTRONIC 3992212	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 22X12MM AS:MEDTRONIC 3992212	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險：植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌。重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3748	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 22X13MM AS:MEDTRONIC 3992213	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 22X13MM AS:MEDTRONIC 3992213	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險：植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌。重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。

3749	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 22X14MM AS:MEDTRONIC 3992214	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 22X14MM AS:MEDTRONIC 3992214	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3750	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 22X15MM AS:MEDTRONIC 3992215	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 22X15MM AS:MEDTRONIC 3992215	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3751	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 22X16MM AS:MEDTRONIC 3992216	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 22X16MM AS:MEDTRONIC 3992216	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3752	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 26X6MM AS:MEDTRONIC 3992606	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 26X6MM AS:MEDTRONIC 3992606	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3753	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 26X7MM AS:MEDTRONIC 3992607	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 26X7MM AS:MEDTRONIC 3992607	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3754	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 26X8MM AS:MEDTRONIC 3992608	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 26X8MM AS:MEDTRONIC 3992608	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3755	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 26X9MM AS:MEDTRONIC 3992609	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 26X9MM AS:MEDTRONIC 3992609	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3756	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 26X10MM AS:MEDTRONIC 3992610	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 26X10MM AS:MEDTRONIC 3992610	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3757	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 26X11MM AS:MEDTRONIC 3992611	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 26X11MM AS:MEDTRONIC 3992611	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3758	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 26X12MM AS:MEDTRONIC 3992612	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 26X12MM AS:MEDTRONIC 3992612	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3759	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 26X13MM AS:MEDTRONIC 3992613	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 26X13MM AS:MEDTRONIC 3992613	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3760	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 26X14MM AS:MEDTRONIC 3992614	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 26X14MM AS:MEDTRONIC 3992614	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。

3761	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 26X15MM AS:MEDTRONIC 3992615	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 26X15MM AS:MEDTRONIC 3992615	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3762	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 26X16MM AS:MEDTRONIC 3992616	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 26X16MM AS:MEDTRONIC 3992616	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3763	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 32X7MM AS:MEDTRONIC 3993207	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 32X7MM AS:MEDTRONIC 3993207	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3764	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 32X8MM AS:MEDTRONIC 3993208	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 32X8MM AS:MEDTRONIC 3993208	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3765	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 32X9MM AS:MEDTRONIC 3993209	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 32X9MM AS:MEDTRONIC 3993209	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3766	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 32X10MM AS:MEDTRONIC 3993210	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 32X10MM AS:MEDTRONIC 3993210	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3767	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 32X11MM AS:MEDTRONIC 3993211	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 32X11MM AS:MEDTRONIC 3993211	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3768	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 32X12MM AS:MEDTRONIC 3993212	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 32X12MM AS:MEDTRONIC 3993212	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3769	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 32X13MM AS:MEDTRONIC 3993213	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 32X13MM AS:MEDTRONIC 3993213	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3770	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 32X14MM AS:MEDTRONIC 3993214	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 32X14MM AS:MEDTRONIC 3993214	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3771	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 32X15MM AS:MEDTRONIC 3993215	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 32X15MM AS:MEDTRONIC 3993215	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3772	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 32X16MM AS:MEDTRONIC 3993216	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 32X16MM AS:MEDTRONIC 3993216	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。

3773	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 36X7MM AS:MEDTRONIC 3993607	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 36X7MM AS:MEDTRONIC 3993607	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3774	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 36X8MM AS:MEDTRONIC 3993608	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 36X8MM AS:MEDTRONIC 3993608	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3775	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 36X9MM AS:MEDTRONIC 3993609	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 36X9MM AS:MEDTRONIC 3993609	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3776	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 36X10MM AS:MEDTRONIC 3993610	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 36X10MM AS:MEDTRONIC 3993610	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3777	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 36X11MM AS:MEDTRONIC 3993611	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 36X11MM AS:MEDTRONIC 3993611	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3778	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 36X12MM AS:MEDTRONIC 3993612	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 36X12MM AS:MEDTRONIC 3993612	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3779	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 36X13MM AS:MEDTRONIC 3993613	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 36X13MM AS:MEDTRONIC 3993613	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3780	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 36X14MM AS:MEDTRONIC 3993614	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 36X14MM AS:MEDTRONIC 3993614	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3781	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 36X15MM AS:MEDTRONIC 3993615	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 36X15MM AS:MEDTRONIC 3993615	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3782	蓋普斯鈦塗層脊椎系統 CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 36X16MM AS:MEDTRONIC 3993616	CAPSTONE PTC SPINAL SYSTEM 36X16MM AS:MEDTRONIC 3993616	本產品作為融合器材是使用在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭融合，本產品具有多種?度與高度，由純鈦（CP TI）塗層的PEEK融合器所構成。	不論是否搭配植入裝置，使用本器材可能發生不良事件，在未提供互補性支撐的情況下，可能會增加位移及未固定導致不良事件的潛在風險；植入物移位、器材斷裂、感染、對植入物產生異物反應、不癒合、神經功能喪失、椎間盤炎等	本產品具有多種?度與高度，它可置入二個腰椎或腰薦椎體之間，以在腰椎體間融合手術的過程中提供支持與矯正，此植入物呈中空幾何形狀，因此可與自體植骨相互包覆。	與健保給付品項之療效比較?:?可使用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內放入椎間盤；鈦塗層的磨擦係數更大，有助於植入初期的穩定，避免融合器與骨頭間的滑動；增加植入物與骨頭的接觸面積，增加骨融合機率。	98400	FBZ027795001	本器材不適用於頸椎，在任何情況下，曾被植入的器材均不可重複使用、再處理或再滅菌。採用無菌包裝的產品也?對不可以再滅菌，重複使用、再處理或再滅菌，可能會破壞植入物的結構完整性，並提高植入物污染的風險，而導致病患受傷、生病或死亡。
3783	股經骨鎖定釘系統 T2 NAILING FEMORAL NAIL 10X320MM AS:STRYKER 1828-1032S	T2 NAILING FEMORAL NAIL 10X320MM AS:STRYKER 1828-1032S	主要用於開放和閉合的股骨骨折。假關節及矯正截骨術。病理性及溯臨病理性骨折和腫瘤切除術。肱骨髁上骨折包含骨關節內移位。同側股骨頸及股骨柄骨折。全人工膝關節近端骨折。遠端髖關節骨折。癒合不良或不接合。	骨折部位延遲癒合或不癒合、植入物變形失效、材料過敏性反應、植入物而引起的疼痛。	主要用於開放和閉合的股骨骨折。假關節及矯正截骨術。病理性及溯臨病理性骨折和腫瘤切除術。肱骨髁上骨折包含骨關節內移位。同側股骨頸及股骨柄骨折。全人工膝關節近端骨折。遠端髖關節骨折。癒合不良或不接合。	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。	82400	FBZ026901001	術後病人活動。這些植入物既非用於承受病人劇烈運動時的全部負荷，也非用於長期承受大部分負荷。因此，術後指導和警示相當重要。可以使用外固定方法(如吊帶或打石膏等)，直到由X光或其他方法證實骨骼完全癒合為止。
3784	股經骨鎖定釘系統 T2 NAILING FEMORAL NAIL 10X340MM AS:STRYKER 1828-1034S	T2 NAILING FEMORAL NAIL 10X340MM AS:STRYKER 1828-1034S	主要用於開放和閉合的股骨骨折。假關節及矯正截骨術。病理性及溯臨病理性骨折和腫瘤切除術。肱骨髁上骨折包含骨關節內移位。同側股骨頸及股骨柄骨折。全人工膝關節近端骨折。遠端髖關節骨折。癒合不良或不接合。	骨折部位延遲癒合或不癒合、植入物變形失效、材料過敏性反應、植入物而引起的疼痛。	主要用於開放和閉合的股骨骨折。假關節及矯正截骨術。病理性及溯臨病理性骨折和腫瘤切除術。肱骨髁上骨折包含骨關節內移位。同側股骨頸及股骨柄骨折。全人工膝關節近端骨折。遠端髖關節骨折。癒合不良或不接合。	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。	82400	FBZ026901001	術後病人活動。這些植入物既非用於承受病人劇烈運動時的全部負荷，也非用於長期承受大部分負荷。因此，術後指導和警示相當重要。可以使用外固定方法(如吊帶或打石膏等)，直到由X光或其他方法證實骨骼完全癒合為止。

3785	股經骨鎖定釘系統 T2 NAILING FEMORAL NAIL 10X360MM AS:STRYKER 1828-1036S	T2 NAILING FEMORAL NAIL 10X360MM AS:STRYKER 1828-1036S	主要用於開放和閉合的股骨骨折，假關節及矯正截骨術，病理性及濒臨病理性骨折和腫瘤切除術，肱骨髁上骨折包含骨關節內移位，同側股骨頸及股骨柄骨折，全人工膝關節近端骨折，遠端髏關節骨折，癒合不良或不接合。	骨折部位延遲癒合或不癒合、植入物變形失效、材料過敏性反應、植入物而引起的疼痛。	主要用於開放和閉合的股骨骨折，假關節及矯正截骨術，病理性及濒臨病理性骨折和腫瘤切除術，肱骨髁上骨折包含骨關節內移位，同側股骨頸及股骨柄骨折，全人工膝關節近端骨折，遠端髏關節骨折，癒合不良或不接合。	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。	82400	FBZ026901001	術後病人活動，這些植入物既非用於承受病人劇烈運動時的全部負荷，也非用於長期承受大部分負荷，因此，術後指導和警示相當重要，可以使用外固定方法(如吊帶或打石膏等)，直到由X光或其他方法證實骨骼完全癒合為止。
3786	股經骨鎖定釘系統 T2 NAILING FEMORAL NAIL 10X380MM AS:STRYKER 1828-1038S	T2 NAILING FEMORAL NAIL 10X380MM AS:STRYKER 1828-1038S	主要用於開放和閉合的股骨骨折，假關節及矯正截骨術，病理性及濒臨病理性骨折和腫瘤切除術，肱骨髁上骨折包含骨關節內移位，同側股骨頸及股骨柄骨折，全人工膝關節近端骨折，遠端髏關節骨折，癒合不良或不接合。	骨折部位延遲癒合或不癒合、植入物變形失效、材料過敏性反應、植入物而引起的疼痛。	主要用於開放和閉合的股骨骨折，假關節及矯正截骨術，病理性及濒臨病理性骨折和腫瘤切除術，肱骨髁上骨折包含骨關節內移位，同側股骨頸及股骨柄骨折，全人工膝關節近端骨折，遠端髏關節骨折，癒合不良或不接合。	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。	82400	FBZ026901001	術後病人活動，這些植入物既非用於承受病人劇烈運動時的全部負荷，也非用於長期承受大部分負荷，因此，術後指導和警示相當重要，可以使用外固定方法(如吊帶或打石膏等)，直到由X光或其他方法證實骨骼完全癒合為止。
3787	股經骨鎖定釘系統 T2 NAILING FEMORAL NAIL 10X400MM AS:STRYKER 1828-1040S	T2 NAILING FEMORAL NAIL 10X400MM AS:STRYKER 1828-1040S	主要用於開放和閉合的股骨骨折，假關節及矯正截骨術，病理性及濒臨病理性骨折和腫瘤切除術，肱骨髁上骨折包含骨關節內移位，同側股骨頸及股骨柄骨折，全人工膝關節近端骨折，遠端髏關節骨折，癒合不良或不接合。	骨折部位延遲癒合或不癒合、植入物變形失效、材料過敏性反應、植入物而引起的疼痛。	主要用於開放和閉合的股骨骨折，假關節及矯正截骨術，病理性及濒臨病理性骨折和腫瘤切除術，肱骨髁上骨折包含骨關節內移位，同側股骨頸及股骨柄骨折，全人工膝關節近端骨折，遠端髏關節骨折，癒合不良或不接合。	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。	82400	FBZ026901001	術後病人活動，這些植入物既非用於承受病人劇烈運動時的全部負荷，也非用於長期承受大部分負荷，因此，術後指導和警示相當重要，可以使用外固定方法(如吊帶或打石膏等)，直到由X光或其他方法證實骨骼完全癒合為止。
3788	股經骨鎖定釘系統 T2 NAILING FEMORAL NAIL 11X340MM AS:STRYKER 1828-1134S	T2 NAILING FEMORAL NAIL 11X340MM AS:STRYKER 1828-1134S	主要用於開放和閉合的股骨骨折，假關節及矯正截骨術，病理性及濒臨病理性骨折和腫瘤切除術，肱骨髁上骨折包含骨關節內移位，同側股骨頸及股骨柄骨折，全人工膝關節近端骨折，遠端髏關節骨折，癒合不良或不接合。	骨折部位延遲癒合或不癒合、植入物變形失效、材料過敏性反應、植入物而引起的疼痛。	主要用於開放和閉合的股骨骨折，假關節及矯正截骨術，病理性及濒臨病理性骨折和腫瘤切除術，肱骨髁上骨折包含骨關節內移位，同側股骨頸及股骨柄骨折，全人工膝關節近端骨折，遠端髏關節骨折，癒合不良或不接合。	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。	82400	FBZ026901001	術後病人活動，這些植入物既非用於承受病人劇烈運動時的全部負荷，也非用於長期承受大部分負荷，因此，術後指導和警示相當重要，可以使用外固定方法(如吊帶或打石膏等)，直到由X光或其他方法證實骨骼完全癒合為止。
3789	股經骨鎖定釘系統 T2 NAILING FEMORAL NAIL 11X360MM AS:STRYKER 1828-1136S	T2 NAILING FEMORAL NAIL 11X360MM AS:STRYKER 1828-1136S	主要用於開放和閉合的股骨骨折，假關節及矯正截骨術，病理性及濒臨病理性骨折和腫瘤切除術，肱骨髁上骨折包含骨關節內移位，同側股骨頸及股骨柄骨折，全人工膝關節近端骨折，遠端髏關節骨折，癒合不良或不接合。	骨折部位延遲癒合或不癒合、植入物變形失效、材料過敏性反應、植入物而引起的疼痛。	主要用於開放和閉合的股骨骨折，假關節及矯正截骨術，病理性及濒臨病理性骨折和腫瘤切除術，肱骨髁上骨折包含骨關節內移位，同側股骨頸及股骨柄骨折，全人工膝關節近端骨折，遠端髏關節骨折，癒合不良或不接合。	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。	82400	FBZ026901001	術後病人活動，這些植入物既非用於承受病人劇烈運動時的全部負荷，也非用於長期承受大部分負荷，因此，術後指導和警示相當重要，可以使用外固定方法(如吊帶或打石膏等)，直到由X光或其他方法證實骨骼完全癒合為止。
3790	股經骨鎖定釘系統 T2 NAILING FEMORAL NAIL 11X380MM AS:STRYKER 1828-1138S	T2 NAILING FEMORAL NAIL 11X380MM AS:STRYKER 1828-1138S	主要用於開放和閉合的股骨骨折，假關節及矯正截骨術，病理性及濒臨病理性骨折和腫瘤切除術，肱骨髁上骨折包含骨關節內移位，同側股骨頸及股骨柄骨折，全人工膝關節近端骨折，遠端髏關節骨折，癒合不良或不接合。	骨折部位延遲癒合或不癒合、植入物變形失效、材料過敏性反應、植入物而引起的疼痛。	主要用於開放和閉合的股骨骨折，假關節及矯正截骨術，病理性及濒臨病理性骨折和腫瘤切除術，肱骨髁上骨折包含骨關節內移位，同側股骨頸及股骨柄骨折，全人工膝關節近端骨折，遠端髏關節骨折，癒合不良或不接合。	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。	82400	FBZ026901001	術後病人活動，這些植入物既非用於承受病人劇烈運動時的全部負荷，也非用於長期承受大部分負荷，因此，術後指導和警示相當重要，可以使用外固定方法(如吊帶或打石膏等)，直到由X光或其他方法證實骨骼完全癒合為止。
3791	股經骨鎖定釘系統 T2 NAILING FEMORAL NAIL 11X400MM AS:STRYKER 1828-1140S	T2 NAILING FEMORAL NAIL 11X400MM AS:STRYKER 1828-1140S	主要用於開放和閉合的股骨骨折，假關節及矯正截骨術，病理性及濒臨病理性骨折和腫瘤切除術，肱骨髁上骨折包含骨關節內移位，同側股骨頸及股骨柄骨折，全人工膝關節近端骨折，遠端髏關節骨折，癒合不良或不接合。	骨折部位延遲癒合或不癒合、植入物變形失效、材料過敏性反應、植入物而引起的疼痛。	主要用於開放和閉合的股骨骨折，假關節及矯正截骨術，病理性及濒臨病理性骨折和腫瘤切除術，肱骨髁上骨折包含骨關節內移位，同側股骨頸及股骨柄骨折，全人工膝關節近端骨折，遠端髏關節骨折，癒合不良或不接合。	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。	82400	FBZ026901001	術後病人活動，這些植入物既非用於承受病人劇烈運動時的全部負荷，也非用於長期承受大部分負荷，因此，術後指導和警示相當重要，可以使用外固定方法(如吊帶或打石膏等)，直到由X光或其他方法證實骨骼完全癒合為止。
3792	股經骨鎖定釘系統 T2 NAILING FEMORAL NAIL 11X420MM AS:STRYKER 1828-1142S	T2 NAILING FEMORAL NAIL 11X420MM AS:STRYKER 1828-1142S	主要用於開放和閉合的股骨骨折，假關節及矯正截骨術，病理性及濒臨病理性骨折和腫瘤切除術，肱骨髁上骨折包含骨關節內移位，同側股骨頸及股骨柄骨折，全人工膝關節近端骨折，遠端髏關節骨折，癒合不良或不接合。	骨折部位延遲癒合或不癒合、植入物變形失效、材料過敏性反應、植入物而引起的疼痛。	主要用於開放和閉合的股骨骨折，假關節及矯正截骨術，病理性及濒臨病理性骨折和腫瘤切除術，肱骨髁上骨折包含骨關節內移位，同側股骨頸及股骨柄骨折，全人工膝關節近端骨折，遠端髏關節骨折，癒合不良或不接合。	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。	82400	FBZ026901001	術後病人活動，這些植入物既非用於承受病人劇烈運動時的全部負荷，也非用於長期承受大部分負荷，因此，術後指導和警示相當重要，可以使用外固定方法(如吊帶或打石膏等)，直到由X光或其他方法證實骨骼完全癒合為止。
3793	股經骨鎖定釘系統 T2 NAILING FEMORAL NAIL 12X340MM AS:STRYKER 1828-1234S	T2 NAILING FEMORAL NAIL 12X340MM AS:STRYKER 1828-1234S	主要用於開放和閉合的股骨骨折，假關節及矯正截骨術，病理性及濒臨病理性骨折和腫瘤切除術，肱骨髁上骨折包含骨關節內移位，同側股骨頸及股骨柄骨折，全人工膝關節近端骨折，遠端髏關節骨折，癒合不良或不接合。	骨折部位延遲癒合或不癒合、植入物變形失效、材料過敏性反應、植入物而引起的疼痛。	主要用於開放和閉合的股骨骨折，假關節及矯正截骨術，病理性及濒臨病理性骨折和腫瘤切除術，肱骨髁上骨折包含骨關節內移位，同側股骨頸及股骨柄骨折，全人工膝關節近端骨折，遠端髏關節骨折，癒合不良或不接合。	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。	82400	FBZ026901001	術後病人活動，這些植入物既非用於承受病人劇烈運動時的全部負荷，也非用於長期承受大部分負荷，因此，術後指導和警示相當重要，可以使用外固定方法(如吊帶或打石膏等)，直到由X光或其他方法證實骨骼完全癒合為止。
3794	股經骨鎖定釘系統 T2 NAILING FEMORAL NAIL 12X360MM AS:STRYKER 1828-1236S	T2 NAILING FEMORAL NAIL 12X360MM AS:STRYKER 1828-1236S	主要用於開放和閉合的股骨骨折，假關節及矯正截骨術，病理性及濒臨病理性骨折和腫瘤切除術，肱骨髁上骨折包含骨關節內移位，同側股骨頸及股骨柄骨折，全人工膝關節近端骨折，遠端髏關節骨折，癒合不良或不接合。	骨折部位延遲癒合或不癒合、植入物變形失效、材料過敏性反應、植入物而引起的疼痛。	主要用於開放和閉合的股骨骨折，假關節及矯正截骨術，病理性及濒臨病理性骨折和腫瘤切除術，肱骨髁上骨折包含骨關節內移位，同側股骨頸及股骨柄骨折，全人工膝關節近端骨折，遠端髏關節骨折，癒合不良或不接合。	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。	82400	FBZ026901001	術後病人活動，這些植入物既非用於承受病人劇烈運動時的全部負荷，也非用於長期承受大部分負荷，因此，術後指導和警示相當重要，可以使用外固定方法(如吊帶或打石膏等)，直到由X光或其他方法證實骨骼完全癒合為止。
3795	股經骨鎖定釘系統 T2 NAILING FEMORAL NAIL 12X380MM AS:STRYKER 1828-1238S	T2 NAILING FEMORAL NAIL 12X380MM AS:STRYKER 1828-1238S	主要用於開放和閉合的股骨骨折，假關節及矯正截骨術，病理性及濒臨病理性骨折和腫瘤切除術，肱骨髁上骨折包含骨關節內移位，同側股骨頸及股骨柄骨折，全人工膝關節近端骨折，遠端髏關節骨折，癒合不良或不接合。	骨折部位延遲癒合或不癒合、植入物變形失效、材料過敏性反應、植入物而引起的疼痛。	主要用於開放和閉合的股骨骨折，假關節及矯正截骨術，病理性及濒臨病理性骨折和腫瘤切除術，肱骨髁上骨折包含骨關節內移位，同側股骨頸及股骨柄骨折，全人工膝關節近端骨折，遠端髏關節骨折，癒合不良或不接合。	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。	82400	FBZ026901001	術後病人活動，這些植入物既非用於承受病人劇烈運動時的全部負荷，也非用於長期承受大部分負荷，因此，術後指導和警示相當重要，可以使用外固定方法(如吊帶或打石膏等)，直到由X光或其他方法證實骨骼完全癒合為止。
3796	股經骨鎖定釘系統 T2 NAILING FEMORAL NAIL 12X400MM AS:STRYKER 1828-1240S	T2 NAILING FEMORAL NAIL 12X400MM AS:STRYKER 1828-1240S	主要用於開放和閉合的股骨骨折，假關節及矯正截骨術，病理性及濒臨病理性骨折和腫瘤切除術，肱骨髁上骨折包含骨關節內移位，同側股骨頸及股骨柄骨折，全人工膝關節近端骨折，遠端髏關節骨折，癒合不良或不接合。	骨折部位延遲癒合或不癒合、植入物變形失效、材料過敏性反應、植入物而引起的疼痛。	主要用於開放和閉合的股骨骨折，假關節及矯正截骨術，病理性及濒臨病理性骨折和腫瘤切除術，肱骨髁上骨折包含骨關節內移位，同側股骨頸及股骨柄骨折，全人工膝關節近端骨折，遠端髏關節骨折，癒合不良或不接合。	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。	82400	FBZ026901001	術後病人活動，這些植入物既非用於承受病人劇烈運動時的全部負荷，也非用於長期承受大部分負荷，因此，術後指導和警示相當重要，可以使用外固定方法(如吊帶或打石膏等)，直到由X光或其他方法證實骨骼完全癒合為止。

3797	股脛骨鎖定釘系統 T2 NAILING FEMORAL NAIL 12X420MM AS:STRYKER 1828-1242S	T2 NAILING FEMORAL NAIL 12X420MM AS:STRYKER 1828-1242S	主要用於開放和閉合的股骨骨折。假關節及矯正截骨術。病理性及瀕臨病理性骨折和腫瘤切除術。肱骨髁上骨折包含骨關節內移位。同側股骨頸及股骨柄骨折。全人工膝關節近端骨折。遠端髖關節骨折。癒合不良或不接合。	骨折部位延遲癒合或不癒合、植入物變形失效、材料過敏性反應、植入物而引起的疼痛。	主要用於開放和閉合的股骨骨折。假關節及矯正截骨術。病理性及瀕臨病理性骨折和腫瘤切除術。肱骨髁上骨折包含骨關節內移位。同側股骨頸及股骨柄骨折。全人工膝關節近端骨折。遠端髖關節骨折。癒合不良或不接合。	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。	82400	FBZ026901001	術後病人活動。這些植入物既非用於承受病人劇烈運動時的全部負荷，也非用於長期承受大部分負荷。因此，術後指導和警示相當重要。可以使用外固定方法(如吊帶或打石膏等)，直到由X光或其他方法證實骨骼完全癒合為止。
3798	股脛骨鎖定釘系統 T2 NAILING FEMORAL NAIL 13X340MM AS:STRYKER 1828-1334S	T2 NAILING FEMORAL NAIL 13X340MM AS:STRYKER 1828-1334S	主要用於開放和閉合的股骨骨折。假關節及矯正截骨術。病理性及瀕臨病理性骨折和腫瘤切除術。肱骨髁上骨折包含骨關節內移位。同側股骨頸及股骨柄骨折。全人工膝關節近端骨折。遠端髖關節骨折。癒合不良或不接合。	骨折部位延遲癒合或不癒合、植入物變形失效、材料過敏性反應、植入物而引起的疼痛。	主要用於開放和閉合的股骨骨折。假關節及矯正截骨術。病理性及瀕臨病理性骨折和腫瘤切除術。肱骨髁上骨折包含骨關節內移位。同側股骨頸及股骨柄骨折。全人工膝關節近端骨折。遠端髖關節骨折。癒合不良或不接合。	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。	82400	FBZ026901001	術後病人活動。這些植入物既非用於承受病人劇烈運動時的全部負荷，也非用於長期承受大部分負荷。因此，術後指導和警示相當重要。可以使用外固定方法(如吊帶或打石膏等)，直到由X光或其他方法證實骨骼完全癒合為止。
3799	股脛骨鎖定釘系統 T2 NAILING FEMORAL NAIL 13X360MM AS:STRYKER 1828-1336S	T2 NAILING FEMORAL NAIL 13X360MM AS:STRYKER 1828-1336S	主要用於開放和閉合的股骨骨折。假關節及矯正截骨術。病理性及瀕臨病理性骨折和腫瘤切除術。肱骨髁上骨折包含骨關節內移位。同側股骨頸及股骨柄骨折。全人工膝關節近端骨折。遠端髖關節骨折。癒合不良或不接合。	骨折部位延遲癒合或不癒合、植入物變形失效、材料過敏性反應、植入物而引起的疼痛。	主要用於開放和閉合的股骨骨折。假關節及矯正截骨術。病理性及瀕臨病理性骨折和腫瘤切除術。肱骨髁上骨折包含骨關節內移位。同側股骨頸及股骨柄骨折。全人工膝關節近端骨折。遠端髖關節骨折。癒合不良或不接合。	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。	82400	FBZ026901001	術後病人活動。這些植入物既非用於承受病人劇烈運動時的全部負荷，也非用於長期承受大部分負荷。因此，術後指導和警示相當重要。可以使用外固定方法(如吊帶或打石膏等)，直到由X光或其他方法證實骨骼完全癒合為止。
3800	股脛骨鎖定釘系統 T2 NAILING FEMORAL NAIL 13X380MM AS:STRYKER 1828-1338S	T2 NAILING FEMORAL NAIL 13X380MM AS:STRYKER 1828-1338S	主要用於開放和閉合的股骨骨折。假關節及矯正截骨術。病理性及瀕臨病理性骨折和腫瘤切除術。肱骨髁上骨折包含骨關節內移位。同側股骨頸及股骨柄骨折。全人工膝關節近端骨折。遠端髖關節骨折。癒合不良或不接合。	骨折部位延遲癒合或不癒合、植入物變形失效、材料過敏性反應、植入物而引起的疼痛。	主要用於開放和閉合的股骨骨折。假關節及矯正截骨術。病理性及瀕臨病理性骨折和腫瘤切除術。肱骨髁上骨折包含骨關節內移位。同側股骨頸及股骨柄骨折。全人工膝關節近端骨折。遠端髖關節骨折。癒合不良或不接合。	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。	82400	FBZ026901001	術後病人活動。這些植入物既非用於承受病人劇烈運動時的全部負荷，也非用於長期承受大部分負荷。因此，術後指導和警示相當重要。可以使用外固定方法(如吊帶或打石膏等)，直到由X光或其他方法證實骨骼完全癒合為止。
3801	股脛骨鎖定釘系統 T2 NAILING FEMORAL NAIL 13X400MM AS:STRYKER 1828-1340S	T2 NAILING FEMORAL NAIL 13X400MM AS:STRYKER 1828-1340S	主要用於開放和閉合的股骨骨折。假關節及矯正截骨術。病理性及瀕臨病理性骨折和腫瘤切除術。肱骨髁上骨折包含骨關節內移位。同側股骨頸及股骨柄骨折。全人工膝關節近端骨折。遠端髖關節骨折。癒合不良或不接合。	骨折部位延遲癒合或不癒合、植入物變形失效、材料過敏性反應、植入物而引起的疼痛。	主要用於開放和閉合的股骨骨折。假關節及矯正截骨術。病理性及瀕臨病理性骨折和腫瘤切除術。肱骨髁上骨折包含骨關節內移位。同側股骨頸及股骨柄骨折。全人工膝關節近端骨折。遠端髖關節骨折。癒合不良或不接合。	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。	82400	FBZ026901001	術後病人活動。這些植入物既非用於承受病人劇烈運動時的全部負荷，也非用於長期承受大部分負荷。因此，術後指導和警示相當重要。可以使用外固定方法(如吊帶或打石膏等)，直到由X光或其他方法證實骨骼完全癒合為止。
3802	股脛骨鎖定釘系統 T2 NAILING FEMORAL NAIL 13X420MM AS:STRYKER 1828-1342S	T2 NAILING FEMORAL NAIL 13X420MM AS:STRYKER 1828-1342S	主要用於開放和閉合的股骨骨折。假關節及矯正截骨術。病理性及瀕臨病理性骨折和腫瘤切除術。肱骨髁上骨折包含骨關節內移位。同側股骨頸及股骨柄骨折。全人工膝關節近端骨折。遠端髖關節骨折。癒合不良或不接合。	骨折部位延遲癒合或不癒合、植入物變形失效、材料過敏性反應、植入物而引起的疼痛。	主要用於開放和閉合的股骨骨折。假關節及矯正截骨術。病理性及瀕臨病理性骨折和腫瘤切除術。肱骨髁上骨折包含骨關節內移位。同側股骨頸及股骨柄骨折。全人工膝關節近端骨折。遠端髖關節骨折。癒合不良或不接合。	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。	82400	FBZ026901001	術後病人活動。這些植入物既非用於承受病人劇烈運動時的全部負荷，也非用於長期承受大部分負荷。因此，術後指導和警示相當重要。可以使用外固定方法(如吊帶或打石膏等)，直到由X光或其他方法證實骨骼完全癒合為止。
3803	索樂拉脊椎固定系統 固定桿 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM ROD 4.75X30MM AS:MEDTRONIC 1475005030	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM ROD 4.75X30MM AS:MEDTRONIC 1475005030	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢。本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛。病人術後復原快，住院天數少。"	16000	FBZ026907001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3804	索樂拉脊椎固定系統 固定桿 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM ROD 4.75X35MM AS:MEDTRONIC 1475005035	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM ROD 4.75X35MM AS:MEDTRONIC 1475005035	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢。本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛。病人術後復原快，住院天數少。"	16000	FBZ026907001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3805	索樂拉脊椎固定系統 固定桿 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM ROD 4.75X40MM AS:MEDTRONIC 1475005040	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM ROD 4.75X40MM AS:MEDTRONIC 1475005040	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢。本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛。病人術後復原快，住院天數少。"	16000	FBZ026907001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3806	索樂拉脊椎固定系統 固定桿 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM ROD 4.75X45MM AS:MEDTRONIC 1475005045	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM ROD 4.75X45MM AS:MEDTRONIC 1475005045	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢。本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛。病人術後復原快，住院天數少。"	16000	FBZ026907001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3807	索樂拉脊椎固定系統 固定桿 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM ROD 4.75X50MM AS:MEDTRONIC 1475005050	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM ROD 4.75X50MM AS:MEDTRONIC 1475005050	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢。本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛。病人術後復原快，住院天數少。"	16000	FBZ026907001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3808	索樂拉脊椎固定系統 固定桿 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM ROD 4.75X55MM AS:MEDTRONIC 1475005055	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM ROD 4.75X55MM AS:MEDTRONIC 1475005055	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢。本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛。病人術後復原快，住院天數少。"	16000	FBZ026907001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3809	索樂拉脊椎固定系統 固定桿 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM ROD 4.75X60MM AS:MEDTRONIC 1475005060	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM ROD 4.75X60MM AS:MEDTRONIC 1475005060	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢。本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛。病人術後復原快，住院天數少。"	16000	FBZ026907001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。

3810	索樂拉脊椎固定系統 固定桿 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM ROD 4.75X65MM AS:MEDTRONIC 1475005065	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM ROD 4.75X65MM AS:MEDTRONIC 1475005065	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	16000	FBZ026907001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3811	索樂拉脊椎固定系統 固定桿 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM ROD 4.75X70MM AS:MEDTRONIC 1475005070	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM ROD 4.75X70MM AS:MEDTRONIC 1475005070	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	16000	FBZ026907001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3812	索樂拉脊椎固定系統 固定桿 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM ROD 4.75X75MM AS:MEDTRONIC 1475005075	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM ROD 4.75X75MM AS:MEDTRONIC 1475005075	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	16000	FBZ026907001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3813	索樂拉脊椎固定系統 固定桿 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM ROD 4.75X80MM AS:MEDTRONIC 1475005080	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM ROD 4.75X80MM AS:MEDTRONIC 1475005080	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	16000	FBZ026907001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3814	索樂拉脊椎固定系統 固定桿 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM ROD 4.75X85MM AS:MEDTRONIC 1475005085	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM ROD 4.75X85MM AS:MEDTRONIC 1475005085	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	16000	FBZ026907001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3815	索樂拉脊椎固定系統 固定桿 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM ROD 4.75X90MM AS:MEDTRONIC 1475005090	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM ROD 4.75X90MM AS:MEDTRONIC 1475005090	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	16000	FBZ026907001	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3816	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 4.0X20MM AS:MEDTRONIC 54840004020	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 4.0X20MM AS:MEDTRONIC 54840004020	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3817	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 4.0X25MM AS:MEDTRONIC 54840004025	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 4.0X25MM AS:MEDTRONIC 54840004025	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3818	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 4.0X30MM AS:MEDTRONIC 54840004030	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 4.0X30MM AS:MEDTRONIC 54840004030	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3819	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 4.0X35MM AS:MEDTRONIC 54840004035	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 4.0X35MM AS:MEDTRONIC 54840004035	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3820	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 4.0X40MM AS:MEDTRONIC 54840004040	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 4.0X40MM AS:MEDTRONIC 54840004040	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3821	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 4.0X45MM AS:MEDTRONIC 54840004045	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 4.0X45MM AS:MEDTRONIC 54840004045	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3822	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 4.0X50MM AS:MEDTRONIC 54840004050	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 4.0X50MM AS:MEDTRONIC 54840004050	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3823	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 4.5X20MM AS:MEDTRONIC 54840004520	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 4.5X20MM AS:MEDTRONIC 54840004520	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。

3824	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 4.5X25MM AS:MEDTRONIC 54840004525	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 4.5X25MM AS:MEDTRONIC 54840004525	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3825	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 4.5X30MM AS:MEDTRONIC 54840004530	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 4.5X30MM AS:MEDTRONIC 54840004530	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3826	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 4.5X35MM AS:MEDTRONIC 54840004535	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 4.5X35MM AS:MEDTRONIC 54840004535	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3827	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 4.5X40MM AS:MEDTRONIC 54840004540	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 4.5X40MM AS:MEDTRONIC 54840004540	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3828	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 4.5X45MM AS:MEDTRONIC 54840004545	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 4.5X45MM AS:MEDTRONIC 54840004545	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3829	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 4.5X50MM AS:MEDTRONIC 54840004550	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 4.5X50MM AS:MEDTRONIC 54840004550	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3830	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.0X20MM AS:MEDTRONIC 54840005020	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.0X20MM AS:MEDTRONIC 54840005020	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3831	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.0X25MM AS:MEDTRONIC 54840005025	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.0X25MM AS:MEDTRONIC 54840005025	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3832	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.0X30MM AS:MEDTRONIC 54840005030	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.0X30MM AS:MEDTRONIC 54840005030	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3833	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.0X35MM AS:MEDTRONIC 54840005035	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.0X35MM AS:MEDTRONIC 54840005035	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3834	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.0X40MM AS:MEDTRONIC 54840005040	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.0X40MM AS:MEDTRONIC 54840005040	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3835	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.0X45MM AS:MEDTRONIC 54840005045	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.0X45MM AS:MEDTRONIC 54840005045	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3836	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.0X50MM AS:MEDTRONIC 54840005050	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.0X50MM AS:MEDTRONIC 54840005050	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3837	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.5X25MM AS:MEDTRONIC 54840005525	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.5X25MM AS:MEDTRONIC 54840005525	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。

3838	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.5X30MM AS:MEDTRONIC 54840005530	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.5X30MM AS:MEDTRONIC 54840005530	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3839	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.5X35MM AS:MEDTRONIC 54840005535	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.5X35MM AS:MEDTRONIC 54840005535	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3840	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.5X40MM AS:MEDTRONIC 54840005540	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.5X40MM AS:MEDTRONIC 54840005540	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3841	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.5X45MM AS:MEDTRONIC 54840005545	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.5X45MM AS:MEDTRONIC 54840005545	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3842	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.5X50MM AS:MEDTRONIC 54840005550	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.5X50MM AS:MEDTRONIC 54840005550	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3843	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.5X55MM AS:MEDTRONIC 54840005555	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.5X55MM AS:MEDTRONIC 54840005555	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3844	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.5X60MM AS:MEDTRONIC 54840005560	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.5X60MM AS:MEDTRONIC 54840005560	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3845	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.0X25MM AS:MEDTRONIC 54840006025	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.0X25MM AS:MEDTRONIC 54840006025	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3846	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.0X30MM AS:MEDTRONIC 54840006030	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.0X30MM AS:MEDTRONIC 54840006030	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3847	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.0X35MM AS:MEDTRONIC 54840006035	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.0X35MM AS:MEDTRONIC 54840006035	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3848	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.0X40MM AS:MEDTRONIC 54840006040	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.0X40MM AS:MEDTRONIC 54840006040	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3849	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.0X45MM AS:MEDTRONIC 54840006045	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.0X45MM AS:MEDTRONIC 54840006045	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3850	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.0X50MM AS:MEDTRONIC 54840006050	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.0X50MM AS:MEDTRONIC 54840006050	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3851	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.0X55MM AS:MEDTRONIC 54840006055	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.0X55MM AS:MEDTRONIC 54840006055	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。

3852	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.0X60MM AS:MEDTRONIC 54840006060	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.0X60MM AS:MEDTRONIC 54840006060	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3853	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.5X25MM AS:MEDTRONIC 54840006525	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.5X25MM AS:MEDTRONIC 54840006525	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3854	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.5X30MM AS:MEDTRONIC 54840006530	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.5X30MM AS:MEDTRONIC 54840006530	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3855	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.5X35MM AS:MEDTRONIC 54840006535	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.5X35MM AS:MEDTRONIC 54840006535	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3856	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.5X40MM AS:MEDTRONIC 54840006540	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.5X40MM AS:MEDTRONIC 54840006540	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3857	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.5X45MM AS:MEDTRONIC 54840006545	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.5X45MM AS:MEDTRONIC 54840006545	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3858	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.5X50MM AS:MEDTRONIC 54840006550	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.5X50MM AS:MEDTRONIC 54840006550	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3859	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.5X55MM AS:MEDTRONIC 54840006555	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.5X55MM AS:MEDTRONIC 54840006555	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3860	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.5X60MM AS:MEDTRONIC 54840006560	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.5X60MM AS:MEDTRONIC 54840006560	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3861	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.5X65MM AS:MEDTRONIC 54840006565	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.5X65MM AS:MEDTRONIC 54840006565	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3862	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 7.5X25MM AS:MEDTRONIC 54840007525	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 7.5X25MM AS:MEDTRONIC 54840007525	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3863	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 7.5X30MM AS:MEDTRONIC 54840007530	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 7.5X30MM AS:MEDTRONIC 54840007530	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3864	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 7.5X35MM AS:MEDTRONIC 54840007535	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 7.5X35MM AS:MEDTRONIC 54840007535	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3865	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 7.5X40MM AS:MEDTRONIC 54840007540	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 7.5X40MM AS:MEDTRONIC 54840007540	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。

3866	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 7.5X45MM AS:MEDTRONIC 54840007545	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 7.5X45MM AS:MEDTRONIC 54840007545	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3867	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 7.5X50MM AS:MEDTRONIC 54840007550	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 7.5X50MM AS:MEDTRONIC 54840007550	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3868	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 7.5X55MM AS:MEDTRONIC 54840007555	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 7.5X55MM AS:MEDTRONIC 54840007555	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3869	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 7.5X60MM AS:MEDTRONIC 54840007560	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 7.5X60MM AS:MEDTRONIC 54840007560	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3870	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 7.5X65MM AS:MEDTRONIC 54840007565	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 7.5X65MM AS:MEDTRONIC 54840007565	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3871	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.5X35MM AS:MEDTRONIC 54840015535	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.5X35MM AS:MEDTRONIC 54840015535	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3872	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.5X40MM AS:MEDTRONIC 54840015540	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.5X40MM AS:MEDTRONIC 54840015540	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3873	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.5X45MM AS:MEDTRONIC 54840015545	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.5X45MM AS:MEDTRONIC 54840015545	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3874	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.5X50MM AS:MEDTRONIC 54840015550	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 5.5X50MM AS:MEDTRONIC 54840015550	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3875	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.5X35MM AS:MEDTRONIC 54840016535	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.5X35MM AS:MEDTRONIC 54840016535	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3876	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.5X40MM AS:MEDTRONIC 54840016540	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.5X40MM AS:MEDTRONIC 54840016540	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3877	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.5X45MM AS:MEDTRONIC 54840016545	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.5X45MM AS:MEDTRONIC 54840016545	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3878	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.5X50MM AS:MEDTRONIC 54840016550	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.5X50MM AS:MEDTRONIC 54840016550	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3879	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.5X55MM AS:MEDTRONIC 54840016555	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 6.5X55MM AS:MEDTRONIC 54840016555	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結疤的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢，本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛，病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。

3880	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 7.5X30MM AS:MEDTRONIC 54840017530	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 7.5X30MM AS:MEDTRONIC 54840017530	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結癒的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢。本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛。病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3881	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 7.5X35MM AS:MEDTRONIC 54840017535	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 7.5X35MM AS:MEDTRONIC 54840017535	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結癒的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢。本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛。病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3882	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 7.5X40MM AS:MEDTRONIC 54840017540	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 7.5X40MM AS:MEDTRONIC 54840017540	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結癒的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢。本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛。病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3883	索樂拉脊椎固定系統 骨釘 CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 7.5X45MM AS:MEDTRONIC 54840017545	CD HORIZON SOLERA SEXTANT SPINAL SYSTEM SCREW 7.5X45MM AS:MEDTRONIC 54840017545	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	術後脊柱彎度改變、矯正失效、身高改變、或脊椎長度短少、結癒的生成可能引起神經性失調、神經附近被壓迫或疼痛。	本產品材料為醫療等級鈦金屬或鈦合金製成，由多種形狀和尺吋的脊椎固定桿、骨釘、和鎖定螺絲組成，可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。	"健保給付品項使用傳統手術，傷口大，癒合慢。本產品使用微創手術微創手術,傷口小，降低出血狀況與感染機率、縮小術後疤痕，讓外觀看不出來有手術過、減少肌肉萎縮狀況、組織破壞較少，讓正常組織傷害到最少，進而降低手術後的疼痛。病人術後復原快，住院天數少。"	20000	FBZ026907002	由於椎弓釘固定手術為具技術性的手術程序，對病患存在嚴重傷害危險，因此本器材需由熟悉本手術程序的醫師經特別訓練後進行。
3884	組織黏合貼 TISSUE PATCH 50X100 MM TP-03 AS:TISSUEMED/TP-03	TISSUE PATCH 50X100 MM TP-03 AS:TISSUEMED/TP-03	本品為一無菌、供單次使用之自黏性且可吸收的手術用封合材料與防?薄膜，當貼敷到組織上，薄膜會變得有黏著性，且立即附著於組織表面，作為防止洩氣的黏合劑。	無	本品為一無菌、供單次使用之自黏性且可吸收的手術用封合材料與防?薄膜，當貼敷到組織上，薄膜會變得有黏著性，且立即附著於組織表面，作為防止洩氣的黏合劑。	由於本品會被人體吸收，故不須如健保特材般需要再取出，且移除後有再出血的疑慮。	47600	TTZ026651003	本品是為輔助物，提供暫時性支持作用。不可用來控制動脈出血，但可輔助性地用來控制低壓/?出性出血。不可用於胃腸道之漿膜組織。
3885	組織黏合貼 TISSUE PATCH 100X100 MM TP-04 AS:TISSUEMED/TP-04	TISSUE PATCH 100X100 MM TP-04 AS:TISSUEMED/TP-04	本品為一無菌、供單次使用之自黏性且可吸收的手術用封合材料與防?薄膜，當貼敷到組織上，薄膜會變得有黏著性，且立即附著於組織表面，作為防止洩氣的黏合劑。	無	本品為一無菌、供單次使用之自黏性且可吸收的手術用封合材料與防?薄膜，當貼敷到組織上，薄膜會變得有黏著性，且立即附著於組織表面，作為防止洩氣的黏合劑。	由於本品會被人體吸收，故不須如健保特材般需要再取出，且移除後有再出血的疑慮。	59600	TTZ026651004	本品是為輔助物，提供暫時性支持作用。不可用來控制動脈出血，但可輔助性地用來控制低壓/?出性出血。不可用於胃腸道之漿膜組織。
3886	優施西環狀痔瘡切除套組 3.5MM AS:COVIDIEN HEM3335	33MM HEAMORRHOID 3.5MM STAPLE AS:COVIDIEN HEM3335	HEM環狀痔瘡切除套組採專利DST series技術,可置入圓形雙層交錯的鈦製DST吻合器,並取出圓形的組織樣本。操作簡單便利,可減少痔瘡手術的時間及減少病人患處疼痛,加速出院時間。另外可用於消化道端對端、端對側吻合;用於低位直腸癌根除術可增加保肛機會,維持病患生活品質。	無	HEM環狀痔瘡切除套組採專利DST series技術,可置入圓形雙層交錯的鈦製DST吻合器,並取出圓形的組織樣本。操作簡單便利,可減少痔瘡手術的時間及減少病人患處疼痛,加速出院時間。另外可用於消化道端對端、端對側吻合;用於低位直腸癌根除術可增加保肛機會,維持病患生活品質。	無健保同等品項	15000	STZ022153001	"1.本產品針對單一病患使用而設計、製造。請勿重複使用、加工及滅菌。 2.除既定用途外,不得應用於其他用途。 3.本產品需由專業外科醫師操作使用，使用前請詳讀操作方法及禁忌症。"
3887	優施西環狀痔瘡切除套組 4.8MM AS:COVIDIEN HEM3348	33MM HEAMORRHOID 4.8MM STAPLE AS:COVIDIEN HEM3348	HEM環狀痔瘡切除套組採專利DST series技術,可置入圓形雙層交錯的鈦製DST吻合器,並取出圓形的組織樣本。操作簡單便利,可減少痔瘡手術的時間及減少病人患處疼痛,加速出院時間。另外可用於消化道端對端、端對側吻合;用於低位直腸癌根除術可增加保肛機會,維持病患生活品質。	無	HEM環狀痔瘡切除套組採專利DST series技術,可置入圓形雙層交錯的鈦製DST吻合器,並取出圓形的組織樣本。操作簡單便利,可減少痔瘡手術的時間及減少病人患處疼痛,加速出院時間。另外可用於消化道端對端、端對側吻合;用於低位直腸癌根除術可增加保肛機會,維持病患生活品質。	無健保同等品項	15000	STZ022153001	"1.本產品針對單一病患使用而設計、製造。請勿重複使用、加工及滅菌。 2.除既定用途外,不得應用於其他用途。 3.本產品需由專業外科醫師操作使用，使用前請詳讀操作方法及禁忌症。"
3888	食道溫度監視系統-食道溫度探針 AS:FIBA 26155ST	SENSITHERM ESOPHAGEAL TEMPERATURE MONITORING SYSTEM-TEMPERATURE PROBE AS:FIBA 26155ST	本產品可將作為顯影劑使用之二氧化碳(CO2)按照所設定之壓力及體積注入血管。二氧化碳是一種無色、無味、不易燃且無毒的氣體，而且是細胞代謝的廢棄產物。廣泛存在於自然界的二氧化碳近來已在血管攝影術中成功被當作顯影劑使用，在血管放射顯影過程中具有極佳的效果。	於電刺激療程時食道會有灼熱感或咳嗽。	於實施心臟內燒灼介入措施(例如左心房)時監測食道內溫度。經食道的心房刺激。	無	48500	CXZ022669001	當食道變形或發炎時，建議勿將本器材插入食道。
3889	內視鏡記號液 ENDOSCOPIC MARKER 5CC AS:GI GIS-44	ENDOSCOPIC MARKER 5CC AS:GI GIS-44	ISPOT 史斑特" 是一個特別的配方，生物相容劑。可經由內視鏡在腸實道做記號。"SPOT史斑特"是一種懸浮液包含高純度的碳微粒，這個碳微粒將會存在注射點的次黏膜上成為永久的記號。每一個消費的注射管包含 5CC 的記號液。	在臨床研究，沒有不良的作用或病人不舒服的報導。無論如何，如不小心將記號液注射到腹脈腔內必須小心的觀察有何不良的反應。	ISPOT 史斑特" 是一個特別的配方，生物相容劑。可經由內視鏡在腸實道做記號。"SPOT史斑特"是一種懸浮液包含高純度的碳微粒，這個碳微粒將會存在注射點的次黏膜上成為永久的記號。每一個消費的注射管包含 5CC 的記號液。	無	1750	TNZ011058001	無
3890	骨穩益可注射合成骨 INBONE INJECTABLE SYNTHETIC BONE SUBSTITUTE 5CC AS:KASIOS KA406C05I	INBONE INJECTABLE SYNTHETIC BONE SUBSTITUTE 5CC AS:KASIOS KA406C05I	健保骨粉為顆粒狀，不易填充骨縫，不易穩定骨折處之效果。I骨穩益I採用奈米級TCP(三鈣磷酸)粉末，易與催化溶劑結合為凝膠狀。奈米流體細密，深入骨鬆鬆質骨之骨基質(Bone Matrix)，直接提供骨生成細胞所需鈣質(磷酸鈣)。完成無縫式人工骨填補術。因進價成本比健保給付高，惟廠商不同意健保支付價格，故無法納入健保給付。	合成的TCP為磷酸鈣是人體骨骼材質，不會有副作用。	健保骨粉為顆粒狀，不易填充骨縫，不易穩定骨折處之效果。I骨穩益I採用奈米級TCP(三鈣磷酸)粉末，易與催化溶劑結合為凝膠狀。奈米流體細密，深入骨鬆鬆質骨之骨基質(Bone Matrix)，直接提供骨生成細胞所需鈣質(磷酸鈣)。完成無縫式人工骨填補術。因進價成本比健保給付高，惟廠商不同意健保支付價格，故無法納入健保給付。	骨穩益注射合成骨，以針筒注射運用在微創手術、能填補各式創傷造成不規則骨缺損與骨裂縫，能在小傷口範圍內，放入骨折部位後，在最終成形固化時可達到穩定骨塊目的，還能有更多的接觸面積加速融合率與穩定度。	50000	FBZ028024001	同一般的骨移植所需注意事項：手術部位有急性與慢性感染，禁止使用。
3891	骨穩益可注射合成骨 INBONE INJECTABLE SYNTHETIC BONE SUBSTITUTE 10CC AS:KASIOS KA406C10I	INBONE INJECTABLE SYNTHETIC BONE SUBSTITUTE 10CC AS:KASIOS KA406C10I	健保骨粉為顆粒狀，不易填充骨縫，不易穩定骨折處之效果。I骨穩益I採用奈米級TCP(三鈣磷酸)粉末，易與催化溶劑結合為凝膠狀。奈米流體細密，深入骨鬆鬆質骨之骨基質(Bone Matrix)，直接提供骨生成細胞所需鈣質(磷酸鈣)。完成無縫式人工骨填補術。因進價成本比健保給付高，惟廠商不同意健保支付價格，故無法納入健保給付。	合成的TCP為磷酸鈣是人體骨骼材質，不會有副作用。	健保骨粉為顆粒狀，不易填充骨縫，不易穩定骨折處之效果。I骨穩益I採用奈米級TCP(三鈣磷酸)粉末，易與催化溶劑結合為凝膠狀。奈米流體細密，深入骨鬆鬆質骨之骨基質(Bone Matrix)，直接提供骨生成細胞所需鈣質(磷酸鈣)。完成無縫式人工骨填補術。因進價成本比健保給付高，惟廠商不同意健保支付價格，故無法納入健保給付。	骨穩益運用在微創手術、能填補各式創傷造成不規則骨缺損與骨裂縫，能在小傷口範圍內，放入骨折部位後，在最終成形固化時可達到穩定骨塊目的，還能有更多的接觸面積加速融合率與穩定度。	86400	FBZ028024002	同一般的骨移植所需注意事項：手術部位有急性與慢性感染，禁止使用。
3892	多孔鉭金屬亞帝斯實心椎間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 22X9X7MM AS:ZIMMER TMT 06-702-01071	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 22X9X7MM AS:ZIMMER TMT 06-702-01071	是設計用於腰薦椎區(L2-S1)的一或二個鄰接椎節的融合，本裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。	"和所有外科手術一樣,都可能發生某些併發症。"	(1)植入物完全由Trabecular Metal(多孔鉭金屬)材質製成高多孔性的三維生物材質是設計用於生物性固定，裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。(2)裝置在後端還有2道溝槽，用於和插入和保護神經元素用的工具配對。	無	60000	FBZ028228001	術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
3893	多孔鉭金屬亞帝斯實心椎間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 22X9X8MM AS:ZIMMER TMT 06-702-01081	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 22X9X8MM AS:ZIMMER TMT 06-702-01081	是設計用於腰薦椎區(L2-S1)的一或二個鄰接椎節的融合，本裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。	"和所有外科手術一樣,都可能發生某些併發症。"	(1)植入物完全由Trabecular Metal(多孔鉭金屬)材質製成高多孔性的三維生物材質是設計用於生物性固定，裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。(2)裝置在後端還有2道溝槽，用於和插入和保護神經元素用的工具配對。	無	60000	FBZ028228001	術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。

3894	多孔鉭金屬亞帝斯實心椎間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 22X9X9MM AS:ZIMMER TMT 06-702-01091	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 22X9X9MM AS:ZIMMER TMT 06-702-01091	是設計用於腰薦椎區(L2-S1)的一或二個鄰接椎節的融合，本裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。	"和所有外科手術一樣,都可能發生某些併發症。"	(1)植入物完全由Trabecular Metal(多孔鉭金屬)材質製成高多孔性的三維生物材質是設計用於生物性固定，裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。(2)裝置在後端還有2道溝槽，用於和插入和保護神經元素用的工具配對。	無	60000	FBZ028228001	術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
3895	多孔鉭金屬亞帝斯實心椎間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 22X9X10MM AS:ZIMMER TMT 06-702-01101	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 22X9X10MM AS:ZIMMER TMT 06-702-01101	是設計用於腰薦椎區(L2-S1)的一或二個鄰接椎節的融合，本裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。	"和所有外科手術一樣,都可能發生某些併發症。"	(1)植入物完全由Trabecular Metal(多孔鉭金屬)材質製成高多孔性的三維生物材質是設計用於生物性固定，裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。(2)裝置在後端還有2道溝槽，用於和插入和保護神經元素用的工具配對。	無	60000	FBZ028228001	術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
3896	多孔鉭金屬亞帝斯實心椎間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 22X9X11MM AS:ZIMMER TMT 06-702-01111	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 22X9X11MM AS:ZIMMER TMT 06-702-01111	是設計用於腰薦椎區(L2-S1)的一或二個鄰接椎節的融合，本裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。	"和所有外科手術一樣,都可能發生某些併發症。"	(1)植入物完全由Trabecular Metal(多孔鉭金屬)材質製成高多孔性的三維生物材質是設計用於生物性固定，裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。(2)裝置在後端還有2道溝槽，用於和插入和保護神經元素用的工具配對。	無	60000	FBZ028228001	術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
3897	多孔鉭金屬亞帝斯實心椎間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 22X9X12MM AS:ZIMMER TMT 06-702-01121	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 22X9X12MM AS:ZIMMER TMT 06-702-01121	是設計用於腰薦椎區(L2-S1)的一或二個鄰接椎節的融合，本裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。	"和所有外科手術一樣,都可能發生某些併發症。"	(1)植入物完全由Trabecular Metal(多孔鉭金屬)材質製成高多孔性的三維生物材質是設計用於生物性固定，裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。(2)裝置在後端還有2道溝槽，用於和插入和保護神經元素用的工具配對。	無	60000	FBZ028228001	術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
3898	多孔鉭金屬亞帝斯實心椎間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 22X9X13MM AS:ZIMMER TMT 06-702-01131	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 22X9X13MM AS:ZIMMER TMT 06-702-01131	是設計用於腰薦椎區(L2-S1)的一或二個鄰接椎節的融合，本裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。	"和所有外科手術一樣,都可能發生某些併發症。"	(1)植入物完全由Trabecular Metal(多孔鉭金屬)材質製成高多孔性的三維生物材質是設計用於生物性固定，裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。(2)裝置在後端還有2道溝槽，用於和插入和保護神經元素用的工具配對。	無	60000	FBZ028228001	術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
3899	多孔鉭金屬亞帝斯實心椎間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 22X9X14MM AS:ZIMMER TMT 06-702-01141	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 22X9X14MM AS:ZIMMER TMT 06-702-01141	是設計用於腰薦椎區(L2-S1)的一或二個鄰接椎節的融合，本裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。	"和所有外科手術一樣,都可能發生某些併發症。"	(1)植入物完全由Trabecular Metal(多孔鉭金屬)材質製成高多孔性的三維生物材質是設計用於生物性固定，裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。(2)裝置在後端還有2道溝槽，用於和插入和保護神經元素用的工具配對。	無	60000	FBZ028228001	術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
3900	多孔鉭金屬亞帝斯實心椎間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 22X9X16MM AS:ZIMMER TMT 06-702-01161	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 22X9X16MM AS:ZIMMER TMT 06-702-01161	是設計用於腰薦椎區(L2-S1)的一或二個鄰接椎節的融合，本裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。	"和所有外科手術一樣,都可能發生某些併發症。"	(1)植入物完全由Trabecular Metal(多孔鉭金屬)材質製成高多孔性的三維生物材質是設計用於生物性固定，裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。(2)裝置在後端還有2道溝槽，用於和插入和保護神經元素用的工具配對。	無	60000	FBZ028228001	術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
3901	多孔鉭金屬亞帝斯實心椎間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 26X9X7MM AS:ZIMMER TMT 06-702-02071	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 26X9X7MM AS:ZIMMER TMT 06-702-02071	是設計用於腰薦椎區(L2-S1)的一或二個鄰接椎節的融合，本裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。	"和所有外科手術一樣,都可能發生某些併發症。"	(1)植入物完全由Trabecular Metal(多孔鉭金屬)材質製成高多孔性的三維生物材質是設計用於生物性固定，裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。(2)裝置在後端還有2道溝槽，用於和插入和保護神經元素用的工具配對。	無	89000	FBZ028228002	術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
3902	多孔鉭金屬亞帝斯實心椎間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 26X9X8MM AS:ZIMMER TMT 06-702-02081	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 26X9X8MM AS:ZIMMER TMT 06-702-02081	是設計用於腰薦椎區(L2-S1)的一或二個鄰接椎節的融合，本裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。	"和所有外科手術一樣,都可能發生某些併發症。"	(1)植入物完全由Trabecular Metal(多孔鉭金屬)材質製成高多孔性的三維生物材質是設計用於生物性固定，裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。(2)裝置在後端還有2道溝槽，用於和插入和保護神經元素用的工具配對。	無	89000	FBZ028228002	術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
3903	多孔鉭金屬亞帝斯實心椎間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 26X9X9MM AS:ZIMMER TMT 06-702-02091	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 26X9X9MM AS:ZIMMER TMT 06-702-02091	是設計用於腰薦椎區(L2-S1)的一或二個鄰接椎節的融合，本裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。	"和所有外科手術一樣,都可能發生某些併發症。"	(1)植入物完全由Trabecular Metal(多孔鉭金屬)材質製成高多孔性的三維生物材質是設計用於生物性固定，裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。(2)裝置在後端還有2道溝槽，用於和插入和保護神經元素用的工具配對。	無	89000	FBZ028228002	術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
3904	多孔鉭金屬亞帝斯實心椎間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 26X9X10MM AS:ZIMMER TMT 06-702-02101	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 26X9X10MM AS:ZIMMER TMT 06-702-02101	是設計用於腰薦椎區(L2-S1)的一或二個鄰接椎節的融合，本裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。	"和所有外科手術一樣,都可能發生某些併發症。"	(1)植入物完全由Trabecular Metal(多孔鉭金屬)材質製成高多孔性的三維生物材質是設計用於生物性固定，裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。(2)裝置在後端還有2道溝槽，用於和插入和保護神經元素用的工具配對。	無	89000	FBZ028228002	術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
3905	多孔鉭金屬亞帝斯實心椎間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 26X9X11MM AS:ZIMMER TMT 06-702-02111	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 26X9X11MM AS:ZIMMER TMT 06-702-02111	是設計用於腰薦椎區(L2-S1)的一或二個鄰接椎節的融合，本裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。	"和所有外科手術一樣,都可能發生某些併發症。"	(1)植入物完全由Trabecular Metal(多孔鉭金屬)材質製成高多孔性的三維生物材質是設計用於生物性固定，裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。(2)裝置在後端還有2道溝槽，用於和插入和保護神經元素用的工具配對。	無	89000	FBZ028228002	術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
3906	多孔鉭金屬亞帝斯實心椎間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 26X9X12MM AS:ZIMMER TMT 06-702-02121	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 26X9X12MM AS:ZIMMER TMT 06-702-02121	是設計用於腰薦椎區(L2-S1)的一或二個鄰接椎節的融合，本裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。	"和所有外科手術一樣,都可能發生某些併發症。"	(1)植入物完全由Trabecular Metal(多孔鉭金屬)材質製成高多孔性的三維生物材質是設計用於生物性固定，裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。(2)裝置在後端還有2道溝槽，用於和插入和保護神經元素用的工具配對。	無	89000	FBZ028228002	術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
3907	多孔鉭金屬亞帝斯實心椎間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 26X9X13MM AS:ZIMMER TMT 06-702-02131	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 26X9X13MM AS:ZIMMER TMT 06-702-02131	是設計用於腰薦椎區(L2-S1)的一或二個鄰接椎節的融合，本裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。	"和所有外科手術一樣,都可能發生某些併發症。"	(1)植入物完全由Trabecular Metal(多孔鉭金屬)材質製成高多孔性的三維生物材質是設計用於生物性固定，裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。(2)裝置在後端還有2道溝槽，用於和插入和保護神經元素用的工具配對。	無	89000	FBZ028228002	術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
3908	多孔鉭金屬亞帝斯實心椎間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 26X9X14MM AS:ZIMMER TMT 06-702-02141	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 26X9X14MM AS:ZIMMER TMT 06-702-02141	是設計用於腰薦椎區(L2-S1)的一或二個鄰接椎節的融合，本裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。	"和所有外科手術一樣,都可能發生某些併發症。"	(1)植入物完全由Trabecular Metal(多孔鉭金屬)材質製成高多孔性的三維生物材質是設計用於生物性固定，裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。(2)裝置在後端還有2道溝槽，用於和插入和保護神經元素用的工具配對。	無	89000	FBZ028228002	術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
3909	多孔鉭金屬亞帝斯實心椎間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 26X9X16MM AS:ZIMMER TMT 06-702-02161	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 26X9X16MM AS:ZIMMER TMT 06-702-02161	是設計用於腰薦椎區(L2-S1)的一或二個鄰接椎節的融合，本裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。	"和所有外科手術一樣,都可能發生某些併發症。"	(1)植入物完全由Trabecular Metal(多孔鉭金屬)材質製成高多孔性的三維生物材質是設計用於生物性固定，裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性。(2)裝置在後端還有2道溝槽，用於和插入和保護神經元素用的工具配對。	無	89000	FBZ028228002	術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。

3910	多孔鉭金屬亞帝斯實心椎間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 30X9X7MM AS:ZIMMER TMT 06-702-03071	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 30X9X7MM AS:ZIMMER TMT 06-702-03071	是設計用於腰薦椎區(L2-S1)的一或二個鄰接椎節的融合．本裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性．	"和所有外科手術一樣,都可能發生某些併發症．"	(1)植入物完全由Trabecular Metal(多孔鉭金屬)材質製成高多孔性的三維生物材質是設計用於生物性固定．裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性．(2)裝置在後端還有2道溝槽，用於和插入和保護神經元素用的工具配對．	無	89000	FBZ028228002	術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循．
3911	多孔鉭金屬亞帝斯實心椎間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 30X9X8MM AS:ZIMMER TMT 06-702-03081	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 30X9X8MM AS:ZIMMER TMT 06-702-03081	是設計用於腰薦椎區(L2-S1)的一或二個鄰接椎節的融合．本裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性．	"和所有外科手術一樣,都可能發生某些併發症．"	(1)植入物完全由Trabecular Metal(多孔鉭金屬)材質製成高多孔性的三維生物材質是設計用於生物性固定．裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性．(2)裝置在後端還有2道溝槽，用於和插入和保護神經元素用的工具配對．	無	89000	FBZ028228002	術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循．
3912	多孔鉭金屬亞帝斯實心椎間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 30X9X9MM AS:ZIMMER TMT 06-702-03091	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 30X9X9MM AS:ZIMMER TMT 06-702-03091	是設計用於腰薦椎區(L2-S1)的一或二個鄰接椎節的融合．本裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性．	"和所有外科手術一樣,都可能發生某些併發症．"	(1)植入物完全由Trabecular Metal(多孔鉭金屬)材質製成高多孔性的三維生物材質是設計用於生物性固定．裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性．(2)裝置在後端還有2道溝槽，用於和插入和保護神經元素用的工具配對．	無	89000	FBZ028228002	術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循．
3913	多孔鉭金屬亞帝斯實心椎間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 30X9X10MM AS:ZIMMER TMT 06-702-03101	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 30X9X10MM AS:ZIMMER TMT 06-702-03101	是設計用於腰薦椎區(L2-S1)的一或二個鄰接椎節的融合．本裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性．	"和所有外科手術一樣,都可能發生某些併發症．"	(1)植入物完全由Trabecular Metal(多孔鉭金屬)材質製成高多孔性的三維生物材質是設計用於生物性固定．裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性．(2)裝置在後端還有2道溝槽，用於和插入和保護神經元素用的工具配對．	無	89000	FBZ028228002	術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循．
3914	多孔鉭金屬亞帝斯實心椎間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 30X9X11MM AS:ZIMMER TMT 06-702-03111	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 30X9X11MM AS:ZIMMER TMT 06-702-03111	是設計用於腰薦椎區(L2-S1)的一或二個鄰接椎節的融合．本裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性．	"和所有外科手術一樣,都可能發生某些併發症．"	(1)植入物完全由Trabecular Metal(多孔鉭金屬)材質製成高多孔性的三維生物材質是設計用於生物性固定．裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性．(2)裝置在後端還有2道溝槽，用於和插入和保護神經元素用的工具配對．	無	89000	FBZ028228002	術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循．
3915	多孔鉭金屬亞帝斯實心椎間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 30X9X12MM AS:ZIMMER TMT 06-702-03121	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 30X9X12MM AS:ZIMMER TMT 06-702-03121	是設計用於腰薦椎區(L2-S1)的一或二個鄰接椎節的融合．本裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性．	"和所有外科手術一樣,都可能發生某些併發症．"	(1)植入物完全由Trabecular Metal(多孔鉭金屬)材質製成高多孔性的三維生物材質是設計用於生物性固定．裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性．(2)裝置在後端還有2道溝槽，用於和插入和保護神經元素用的工具配對．	無	89000	FBZ028228002	術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循．
3916	多孔鉭金屬亞帝斯實心椎間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 30X9X13MM AS:ZIMMER TMT 06-702-03131	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 30X9X13MM AS:ZIMMER TMT 06-702-03131	是設計用於腰薦椎區(L2-S1)的一或二個鄰接椎節的融合．本裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性．	"和所有外科手術一樣,都可能發生某些併發症．"	(1)植入物完全由Trabecular Metal(多孔鉭金屬)材質製成高多孔性的三維生物材質是設計用於生物性固定．裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性．(2)裝置在後端還有2道溝槽，用於和插入和保護神經元素用的工具配對．	無	89000	FBZ028228002	術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循．
3917	多孔鉭金屬亞帝斯實心椎間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 30X9X14MM AS:ZIMMER TMT 06-702-03141	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 30X9X14MM AS:ZIMMER TMT 06-702-03141	是設計用於腰薦椎區(L2-S1)的一或二個鄰接椎節的融合．本裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性．	"和所有外科手術一樣,都可能發生某些併發症．"	(1)植入物完全由Trabecular Metal(多孔鉭金屬)材質製成高多孔性的三維生物材質是設計用於生物性固定．裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性．(2)裝置在後端還有2道溝槽，用於和插入和保護神經元素用的工具配對．	無	89000	FBZ028228002	術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循．
3918	多孔鉭金屬亞帝斯實心椎間融合系統 TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 30X9X16MM AS:ZIMMER TMT 06-702-03161	TM ARDIS INTERBODY SYSTEM SOLID 30X9X16MM AS:ZIMMER TMT 06-702-03161	是設計用於腰薦椎區(L2-S1)的一或二個鄰接椎節的融合．本裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性．	"和所有外科手術一樣,都可能發生某些併發症．"	(1)植入物完全由Trabecular Metal(多孔鉭金屬)材質製成高多孔性的三維生物材質是設計用於生物性固定．裝置的上下表面有紋路和凸面處理，以提供加強的穩定性．(2)裝置在後端還有2道溝槽，用於和插入和保護神經元素用的工具配對．	無	89000	FBZ028228002	術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循．
3919	歐菲拉迷你懸吊帶系統 OPHIRA MINI SLING SYSTEM AS:PROMEDON KIT-OT-01	OPHIRA MINI SLING SYSTEM AS:PROMEDON KIT-OT-01	本產品用於治療女性應力性尿失禁．	術後不久感覺到陰道疼痛．其他可能的併發症包括切口處感染、尿道或陰道侵蝕、陰道發炎等．	本產品有多點式固定鉤比起一般兩點式固定鉤提供更強的穩固力．而且不同產品有不同的設計，能給醫師針對不同病人選擇合適的產品．增加手術安全性．	臨床效果與傳統手術相當，術後無明顯的併發症．但因為僅有單一傷口，所以術後照護較為方便且感染風險較低．	29000	FSZ025630001	使用本產品時須小心謹慎．避免使用尖銳、鋸齒、或銳利的器械來操作．
3920	阿碩柯爾內環固定鈕釦 ULTRABUTTON ADJUSTABLE FIXATION DEVICE AS:SMITH & NEPHEW 72290003	ULTRABUTTON ADJUSTABLE FIXATION DEVICE AS:SMITH & NEPHEW 72290003	1.以線卡線方式，提供更好的固定效果，亦能減少Bone Loss 2.操作簡單減少手術麻醉時間 2.使用高耐磨性UHMWPE縫合線固定，強度更佳 3.可調式設計 4.縫線獨特加強變寬設計，可降低移植物因縫線太細而切斷受損的機會	無	用於連接軟組織於骨頭上，如ACL/PCL修復/重建、ACL/PCL骨-腱-骨植體、雙隧道前十字韌帶重建、MCL、LCL及後側斜韌帶、IBT、髕骨肌腱之修復、VMO、關節囊閉鎖等	無	31250	FBZ028860001	1.勿重複使用本產品 2.須依照標準醫療程序,有關地方與國家規定予以處理．
3921	蜜適純 15G/PC	L-MESITRAN SOFT 15G/PC	具專利的蜂蜜水凝膠材質與殺死細菌和真菌之獨特效能。促進傷口癒合、抗炎反應、減輕傷口腫脹和疼痛，以及清理傷口、最適宜傷口的癒合．	無	具專利的蜂蜜水凝膠材質與殺死細菌和真菌之獨特效能。促進傷口癒合、抗炎反應、減輕傷口腫脹和疼痛，以及清理傷口、最適宜傷口的癒合．	目前此品項無健保給付	650	WDZ021799003	本品中的凝膠可能含有糖的結晶，其並不會影響本品的使用與效能。由於使用的是天然材料，本品每一批外觀上可能有些微的色差(白色-黃色-褐色)．
3922	路透尼斯014經皮穿刺血管成型術藥物塗層 球囊導管 5FR 2.0X40 AS:BARD 9020515 200040	LUTONIX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 2.0X40 AS:BARD 9020515 200040	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ029251001	無
3923	路透尼斯014經皮穿刺血管成型術藥物塗層 球囊導管 5FR 2.0X80 AS:BARD 9020515 200080	LUTONIX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 2.0X80 AS:BARD 9020515 200080	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ029251001	無
3924	路透尼斯014經皮穿刺血管成型術藥物塗層 球囊導管 5FR 2.0X100 AS:BARD 9020515 200100	LUTONIX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 2.0X100 AS:BARD 9020515 200100	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ029251001	無
3925	路透尼斯014經皮穿刺血管成型術藥物塗層 球囊導管 5FR 2.0X120 AS:BARD 9020515 200120	LUTONIX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 2.0X120 AS:BARD 9020515 200120	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ029251001	無
3926	路透尼斯014經皮穿刺血管成型術藥物塗層 球囊導管 5FR 2.0X150 AS:BARD 9020515 200150	LUTONIX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 2.0X150 AS:BARD 9020515 200150	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ029251001	無
3927	路透尼斯014經皮穿刺血管成型術藥物塗層 球囊導管 5FR 2.5X40 AS:BARD 9020515 250040	LUTONIX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 2.5X40 AS:BARD 9020515 250040	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶．	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ029251001	無

3928	路透尼斯014經皮穿刺血管成型術藥物塗層 球囊導管 5FR 2.5X80 AS:BARD 9020515 250080	LUTONIX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 2.5X80 AS:BARD 9020515 250080	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ029251001	無
3929	路透尼斯014經皮穿刺血管成型術藥物塗層 球囊導管 5FR 2.5X100 AS:BARD 9020515 250100	LUTONIX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 2.5X100 AS:BARD 9020515 250100	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ029251001	無
3930	路透尼斯014經皮穿刺血管成型術藥物塗層 球囊導管 5FR 2.5X120 AS:BARD 9020515 250120	LUTONIX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 2.5X120 AS:BARD 9020515 250120	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ029251001	無
3931	路透尼斯014經皮穿刺血管成型術藥物塗層 球囊導管 5FR 2.5X150 AS:BARD 9020515 250150	LUTONIX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 2.5X150 AS:BARD 9020515 250150	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ029251001	無
3932	路透尼斯014經皮穿刺血管成型術藥物塗層 球囊導管 5FR 3.0X40 AS:BARD 9020515 300040	LUTONIX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 3.0X40 AS:BARD 9020515 300040	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ029251001	無
3933	路透尼斯014經皮穿刺血管成型術藥物塗層 球囊導管 5FR 3.0X80 AS:BARD 9020515 300080	LUTONIX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 3.0X80 AS:BARD 9020515 300080	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ029251001	無
3934	路透尼斯014經皮穿刺血管成型術藥物塗層 球囊導管 5FR 3.0X100 AS:BARD 9020515 300100	LUTONIX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 3.0X100 AS:BARD 9020515 300100	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ029251001	無
3935	路透尼斯014經皮穿刺血管成型術藥物塗層 球囊導管 5FR 3.0X120 AS:BARD 9020515 300120	LUTONIX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 3.0X120 AS:BARD 9020515 300120	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ029251001	無
3936	路透尼斯014經皮穿刺血管成型術藥物塗層 球囊導管 5FR 3.0X150 AS:BARD 9020515 300150	LUTONIX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 3.0X150 AS:BARD 9020515 300150	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ029251001	無
3937	路透尼斯014經皮穿刺血管成型術藥物塗層 球囊導管 5FR 3.5X40 AS:BARD 9020515 350040	LUTONIX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 3.5X40 AS:BARD 9020515 350040	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ029251001	無
3938	路透尼斯014經皮穿刺血管成型術藥物塗層 球囊導管 5FR 3.5X80 AS:BARD 9020515 350080	LUTONIX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 3.5X80 AS:BARD 9020515 350080	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ029251001	無
3939	路透尼斯014經皮穿刺血管成型術藥物塗層 球囊導管 5FR 3.5X100 AS:BARD 9020515 350100	LUTONIX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 3.5X100 AS:BARD 9020515 350100	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ029251001	無
3940	路透尼斯014經皮穿刺血管成型術藥物塗層 球囊導管 5FR 3.5X120 AS:BARD 9020515 350120	LUTONIX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 3.5X120 AS:BARD 9020515 350120	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ029251001	無
3941	路透尼斯014經皮穿刺血管成型術藥物塗層 球囊導管 5FR 3.5X150 AS:BARD 9020515 350150	LUTONIX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 3.5X150 AS:BARD 9020515 350150	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率約80%	65000	CBZ029251001	無
3942	生物可吸收性骨替代材 GLASSBONE BIOMATERIAL FOR BONE GRAFT 0.5-1MM 0.5CC AS:NORAKER GB05.1/05-U	GLASSBONE BIOMATERIAL FOR BONE GRAFT 0.5-1MM 0.5CC AS:NORAKER GB05.1/05-U	此生物玻璃人工骨含鈣、鈉、矽、磷、氧,具有高抗菌，良好的骨誘導，絕佳的生物活性及支撐力以及高凝血效果	與一般自體骨移植可能發生的併發症相同：術後發炎，對材質成份過敏，骨折	此生物玻璃人工骨含鈣、鈉、矽、磷、氧,具有高抗菌，良好的骨誘導，絕佳的生物活性及支撐力以及高凝血效果	無健保同等品	20000	FBZ027494001	手術位置有急性或慢性發炎者，有新陳代謝疾病患者，嚴重肝腎功能不彰，患者現況或是疾病可能影響骨骼與組織癒合效果者皆不適用
3943	生物可吸收性骨替代材 GLASSBONE BIOMATERIAL FOR BONE GRAFT 0.5-1MM 1CC AS:NORAKER GB05.1/1-U	GLASSBONE BIOMATERIAL FOR BONE GRAFT 0.5-1MM 1CC AS:NORAKER GB05.1/1-U	此生物玻璃人工骨含鈣、鈉、矽、磷、氧,具有高抗菌，良好的骨誘導，絕佳的生物活性及支撐力以及高凝血效果	與一般自體骨移植可能發生的併發症相同：術後發炎，對材質成份過敏，骨折	此生物玻璃人工骨含鈣、鈉、矽、磷、氧,具有高抗菌，良好的骨誘導，絕佳的生物活性及支撐力以及高凝血效果	無健保同等品	27000	FBZ027494002	手術位置有急性或慢性發炎者，有新陳代謝疾病患者，嚴重肝腎功能不彰，患者現況或是疾病可能影響骨骼與組織癒合效果者皆不適用
3944	生物可吸收性骨替代材 GLASSBONE BIOMATERIAL FOR BONE GRAFT 1-3MM 1CC AS:NORAKER GB1.3/1-U	GLASSBONE BIOMATERIAL FOR BONE GRAFT 1-3MM 1CC AS:NORAKER GB1.3/1-U	此生物玻璃人工骨含鈣、鈉、矽、磷、氧,具有高抗菌，良好的骨誘導，絕佳的生物活性及支撐力以及高凝血效果	與一般自體骨移植可能發生的併發症相同：術後發炎，對材質成份過敏，骨折	此生物玻璃人工骨含鈣、鈉、矽、磷、氧,具有高抗菌，良好的骨誘導，絕佳的生物活性及支撐力以及高凝血效果	無健保同等品	27000	FBZ027494003	手術位置有急性或慢性發炎者，有新陳代謝疾病患者，嚴重肝腎功能不彰，患者現況或是疾病可能影響骨骼與組織癒合效果者皆不適用
3945	生物可吸收性骨替代材 GLASSBONE BIOMATERIAL FOR BONE GRAFT 1-3MM 5CC AS:NORAKER GB1.3/5	GLASSBONE BIOMATERIAL FOR BONE GRAFT 1-3MM 5CC AS:NORAKER GB1.3/5	此生物玻璃人工骨含鈣、鈉、矽、磷、氧,具有高抗菌，良好的骨誘導，絕佳的生物活性及支撐力以及高凝血效果	與一般自體骨移植可能發生的併發症相同：術後發炎，對材質成份過敏，骨折	此生物玻璃人工骨含鈣、鈉、矽、磷、氧,具有高抗菌，良好的骨誘導，絕佳的生物活性及支撐力以及高凝血效果	無健保同等品	48000	FBZ027494004	手術位置有急性或慢性發炎者，有新陳代謝疾病患者，嚴重肝腎功能不彰，患者現況或是疾病可能影響骨骼與組織癒合效果者皆不適用
3946	生物可吸收性骨替代材 GLASSBONE BIOMATERIAL FOR BONE GRAFT 1-3MM 10CC AS:NORAKER GB1.3/10	GLASSBONE BIOMATERIAL FOR BONE GRAFT 1-3MM 10CC AS:NORAKER GB1.3/10	此生物玻璃人工骨含鈣、鈉、矽、磷、氧,具有高抗菌，良好的骨誘導，絕佳的生物活性及支撐力以及高凝血效果	與一般自體骨移植可能發生的併發症相同：術後發炎，對材質成份過敏，骨折	此生物玻璃人工骨含鈣、鈉、矽、磷、氧,具有高抗菌，良好的骨誘導，絕佳的生物活性及支撐力以及高凝血效果	無健保同等品	66000	FBZ027494005	手術位置有急性或慢性發炎者，有新陳代謝疾病患者，嚴重肝腎功能不彰，患者現況或是疾病可能影響骨骼與組織癒合效果者皆不適用
3947	生物可吸收性骨替代材 GLASSBONE BIOMATERIAL FOR BONE GRAFT 0.04-0.5MM 1CC AS:NORAKER GB004.05/1-U	GLASSBONE BIOMATERIAL FOR BONE GRAFT 0.04-0.5MM 1CC AS:NORAKER GB004.05/1-U	此生物玻璃人工骨含鈣、鈉、矽、磷、氧,具有高抗菌，良好的骨誘導，絕佳的生物活性及支撐力以及高凝血效果	與一般自體骨移植可能發生的併發症相同：術後發炎，對材質成份過敏，骨折	此生物玻璃人工骨含鈣、鈉、矽、磷、氧,具有高抗菌，良好的骨誘導，絕佳的生物活性及支撐力以及高凝血效果	無健保同等品	30000	FBZ027494007	手術位置有急性或慢性發炎者，有新陳代謝疾病患者，嚴重肝腎功能不彰，患者現況或是疾病可能影響骨骼與組織癒合效果者皆不適用
3948	派普萊栓塞裝置 4.50MM X 35MM AS:MTI PED-450-35	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.50MM X 35MM AS:MTI PED-450-35	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血，裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鉻合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3949	派普萊栓塞裝置 4.75MM X 10MM AS:MTI PED-475-10	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.75MM X 10MM AS:MTI PED-475-10	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血，裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鉻合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3950	派普萊栓塞裝置 4.75MM X 12MM AS:MTI PED-475-12	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.75MM X 12MM AS:MTI PED-475-12	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血，裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鉻合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。

3951	派普萊栓塞裝置 4.75MM X 14MM AS:MTI PED-475-14	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.75MM X 14MM AS:MTI PED-475-14	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎘合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3952	派普萊栓塞裝置 4.75MM X 16MM AS:MTI PED-475-16	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.75MM X 16MM AS:MTI PED-475-16	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎘合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3953	派普萊栓塞裝置 4.75MM X 18MM AS:MTI PED-475-18	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.75MM X 18MM AS:MTI PED-475-18	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎘合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3954	派普萊栓塞裝置 4.75MM X 20MM AS:MTI PED-475-20	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.75MM X 20MM AS:MTI PED-475-20	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎘合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3955	派普萊栓塞裝置 4.75MM X 25MM AS:MTI PED-475-25	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.75MM X 25MM AS:MTI PED-475-25	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎘合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3956	派普萊栓塞裝置 4.75MM X 30MM AS:MTI PED-475-30	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.75MM X 30MM AS:MTI PED-475-30	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎘合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3957	派普萊栓塞裝置 4.75MM X 35MM AS:MTI PED-475-35	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.75MM X 35MM AS:MTI PED-475-35	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎘合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3958	派普萊栓塞裝置 5.00MM X 10MM AS:MTI PED-500-10	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 5.00MM X 10MM AS:MTI PED-500-10	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎘合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3959	派普萊栓塞裝置 5.00MM X 12MM AS:MTI PED-500-12	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 5.00MM X 12MM AS:MTI PED-500-12	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎘合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3960	派普萊栓塞裝置 5.00MM X 14MM AS:MTI PED-500-14	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 5.00MM X 14MM AS:MTI PED-500-14	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎘合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3961	派普萊栓塞裝置 5.00MM X 16MM AS:MTI PED-500-16	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 5.00MM X 16MM AS:MTI PED-500-16	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎘合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3962	派普萊栓塞裝置 5.00MM X 18MM AS:MTI PED-500-18	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 5.00MM X 18MM AS:MTI PED-500-18	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎘合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3963	派普萊栓塞裝置 5.00MM X 20MM AS:MTI PED-500-20	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 5.00MM X 20MM AS:MTI PED-500-20	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎘合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3964	派普萊栓塞裝置 5.00MM X 25MM AS:MTI PED-500-25	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 5.00MM X 25MM AS:MTI PED-500-25	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎘合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3965	派普萊栓塞裝置 5.00MM X 30MM AS:MTI PED-500-30	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 5.00MM X 30MM AS:MTI PED-500-30	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎘合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3966	派普萊栓塞裝置 5.00MM X 35MM AS:MTI PED-500-35	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 5.00MM X 35MM AS:MTI PED-500-35	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎘合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3967	派普萊栓塞裝置 4.00MM X 16MM AS:MTI PED-400-16	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.00MM X 16MM AS:MTI PED-400-16	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎘合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3968	派普萊栓塞裝置 4.00MM X 18MM AS:MTI PED-400-18	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.00MM X 18MM AS:MTI PED-400-18	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎘合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3969	派普萊栓塞裝置 4.00MM X 20MM AS:MTI PED-400-20	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.00MM X 20MM AS:MTI PED-400-20	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎘合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3970	派普萊栓塞裝置 4.00MM X 25MM AS:MTI PED-400-25	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.00MM X 25MM AS:MTI PED-400-25	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎘合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3971	派普萊栓塞裝置 4.00MM X 30MM AS:MTI PED-400-30	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.00MM X 30MM AS:MTI PED-400-30	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎘合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3972	派普萊栓塞裝置 4.00MM X 35MM AS:MTI PED-400-35	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.00MM X 35MM AS:MTI PED-400-35	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎘合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3973	派普萊栓塞裝置 4.25MM X 10MM AS:MTI PED-425-10	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.25MM X 10MM AS:MTI PED-425-10	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎘合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3974	派普萊栓塞裝置 4.25MM X 12MM AS:MTI PED-425-12	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.25MM X 12MM AS:MTI PED-425-12	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎘合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。

3975	派普萊栓塞裝置 4.25MM X 14MM AS:MTI PED-425-14	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.25MM X 14MM AS:MTI PED-425-14	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3976	派普萊栓塞裝置 4.25MM X 16MM AS:MTI PED-425-16	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.25MM X 16MM AS:MTI PED-425-16	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3977	派普萊栓塞裝置 4.25MM X 18MM AS:MTI PED-425-18	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.25MM X 18MM AS:MTI PED-425-18	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3978	派普萊栓塞裝置 4.25MM X 20MM AS:MTI PED-425-20	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.25MM X 20MM AS:MTI PED-425-20	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3979	派普萊栓塞裝置 4.25MM X 25MM AS:MTI PED-425-25	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.25MM X 25MM AS:MTI PED-425-25	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3980	派普萊栓塞裝置 4.25MM X 30MM AS:MTI PED-425-30	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.25MM X 30MM AS:MTI PED-425-30	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3981	派普萊栓塞裝置 4.25MM X 35MM AS:MTI PED-425-35	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.25MM X 35MM AS:MTI PED-425-35	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3982	派普萊栓塞裝置 4.50MM X 10MM AS:MTI PED-450-10	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.50MM X 10MM AS:MTI PED-450-10	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3983	派普萊栓塞裝置 4.50MM X 12MM AS:MTI PED-450-12	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.50MM X 12MM AS:MTI PED-450-12	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3984	派普萊栓塞裝置 4.50MM X 14MM AS:MTI PED-450-14	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.50MM X 14MM AS:MTI PED-450-14	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3985	派普萊栓塞裝置 4.50MM X 16MM AS:MTI PED-450-16	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.50MM X 16MM AS:MTI PED-450-16	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3986	派普萊栓塞裝置 4.50MM X 18MM AS:MTI PED-450-18	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.50MM X 18MM AS:MTI PED-450-18	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3987	派普萊栓塞裝置 4.50MM X 20MM AS:MTI PED-450-20	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.50MM X 20MM AS:MTI PED-450-20	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3988	派普萊栓塞裝置 4.50MM X 25MM AS:MTI PED-450-25	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.50MM X 25MM AS:MTI PED-450-25	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3989	派普萊栓塞裝置 4.50MM X 30MM AS:MTI PED-450-30	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.50MM X 30MM AS:MTI PED-450-30	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3990	派普萊栓塞裝置 3.25MM X 30MM AS:MTI PED-325-30	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.25MM X 30MM AS:MTI PED-325-30	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3991	派普萊栓塞裝置 3.25MM X 35MM AS:MTI PED-325-35	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.25MM X 35MM AS:MTI PED-325-35	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3992	派普萊栓塞裝置 3.50MM X 10MM AS:MTI PED-350-10	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.50MM X 10MM AS:MTI PED-350-10	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3993	派普萊栓塞裝置 3.50MM X 12MM AS:MTI PED-350-12	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.50MM X 12MM AS:MTI PED-350-12	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3994	派普萊栓塞裝置 3.50MM X 14MM AS:MTI PED-350-14	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.50MM X 14MM AS:MTI PED-350-14	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3995	派普萊栓塞裝置 3.50MM X 16MM AS:MTI PED-350-16	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.50MM X 16MM AS:MTI PED-350-16	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3996	派普萊栓塞裝置 3.50MM X 18MM AS:MTI PED-350-18	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.50MM X 18MM AS:MTI PED-350-18	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3997	派普萊栓塞裝置 3.50MM X 20MM AS:MTI PED-350-20	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.50MM X 20MM AS:MTI PED-350-20	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
3998	派普萊栓塞裝置 3.50MM X 25MM AS:MTI PED-350-25	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.50MM X 25MM AS:MTI PED-350-25	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。

3999	派普萊栓塞裝置 3.50MM X 30MM AS:MTI PED-350-30	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.50MM X 30MM AS:MTI PED-350-30	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4000	派普萊栓塞裝置 3.75MM X 35MM AS:MTI PED-350-35	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.75MM X 35MM AS:MTI PED-350-35	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4001	派普萊栓塞裝置 3.75MM X 10MM AS:MTI PED-375-10	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.75MM X 10MM AS:MTI PED-375-10	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4002	派普萊栓塞裝置 3.75MM X 12MM AS:MTI PED-375-12	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.75MM X 12MM AS:MTI PED-375-12	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4003	派普萊栓塞裝置 3.75MM X 14MM AS:MTI PED-375-14	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.75MM X 14MM AS:MTI PED-375-14	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4004	派普萊栓塞裝置 3.75MM X 16MM AS:MTI PED-375-16	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.75MM X 16MM AS:MTI PED-375-16	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4005	派普萊栓塞裝置 3.75MM X 18MM AS:MTI PED-375-18	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.75MM X 18MM AS:MTI PED-375-18	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4006	派普萊栓塞裝置 3.75MM X 20MM AS:MTI PED-375-20	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.75MM X 20MM AS:MTI PED-375-20	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4007	派普萊栓塞裝置 3.75MM X 25MM AS:MTI PED-375-25	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.75MM X 25MM AS:MTI PED-375-25	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4008	派普萊栓塞裝置 3.75MM X 30MM AS:MTI PED-375-30	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.75MM X 30MM AS:MTI PED-375-30	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4009	派普萊栓塞裝置 3.75MM X 35MM AS:MTI PED-375-35	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.75MM X 35MM AS:MTI PED-375-35	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4010	派普萊栓塞裝置 4.00MM X 10MM AS:MTI PED-400-10	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.00MM X 10MM AS:MTI PED-400-10	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4011	派普萊栓塞裝置 4.00MM X 12MM AS:MTI PED-400-12	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.00MM X 12MM AS:MTI PED-400-12	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4012	派普萊栓塞裝置 4.00MM X 14MM AS:MTI PED-400-14	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 4.00MM X 14MM AS:MTI PED-400-14	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4013	派普萊栓塞裝置 2.50MM X 20MM AS:MTI PED-250-20	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 2.50MM X 20MM AS:MTI PED-250-20	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4014	派普萊栓塞裝置 2.75MM X 10MM AS:MTI PED-275-10	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 2.75MM X 10MM AS:MTI PED-275-10	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4015	派普萊栓塞裝置 2.75MM X 12MM AS:MTI PED-275-12	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 2.75MM X 12MM AS:MTI PED-275-12	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4016	派普萊栓塞裝置 2.75MM X 14MM AS:MTI PED-275-14	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 2.75MM X 14MM AS:MTI PED-275-14	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4017	派普萊栓塞裝置 2.75MM X 16MM AS:MTI PED-275-16	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 2.75MM X 16MM AS:MTI PED-275-16	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4018	派普萊栓塞裝置 2.75MM X 18MM AS:MTI PED-275-18	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 2.75MM X 18MM AS:MTI PED-275-18	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4019	派普萊栓塞裝置 2.75MM X 20MM AS:MTI PED-275-20	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 2.75MM X 20MM AS:MTI PED-275-20	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4020	派普萊栓塞裝置 3.00MM X 10MM AS:MTI PED-300-10	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.00MM X 10MM AS:MTI PED-300-10	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4021	派普萊栓塞裝置 3.00MM X 12MM AS:MTI PED-300-12	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.00MM X 12MM AS:MTI PED-300-12	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4022	派普萊栓塞裝置 3.00MM X 14MM AS:MTI PED-300-14	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.00MM X 14MM AS:MTI PED-300-14	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血、裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應，不能接受雙重抗血小板治療的病患等。

4023	派普萊栓塞裝置 3.00MM X 16MM AS:MTI PED-300-16	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.00MM X 16MM AS:MTI PED-300-16	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血，裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4024	派普萊栓塞裝置 3.00MM X 18MM AS:MTI PED-300-18	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.00MM X 18MM AS:MTI PED-300-18	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血，裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4025	派普萊栓塞裝置 3.00MM X 20MM AS:MTI PED-300-20	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.00MM X 20MM AS:MTI PED-300-20	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血，裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4026	派普萊栓塞裝置 3.00MM X 25MM AS:MTI PED-300-25	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.00MM X 25MM AS:MTI PED-300-25	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血，裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4027	派普萊栓塞裝置 3.00MM X 30MM AS:MTI PED-300-30	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.00MM X 30MM AS:MTI PED-300-30	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血，裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4028	派普萊栓塞裝置 3.00MM X 35MM AS:MTI PED-300-35	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.00MM X 35MM AS:MTI PED-300-35	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血，裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4029	派普萊栓塞裝置 3.25MM X 10MM AS:MTI PED-325-10	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.25MM X 10MM AS:MTI PED-325-10	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血，裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4030	派普萊栓塞裝置 3.25MM X 12MM AS:MTI PED-325-12	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.25MM X 12MM AS:MTI PED-325-12	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血，裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4031	派普萊栓塞裝置 3.25MM X 14MM AS:MTI PED-325-14	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.25MM X 14MM AS:MTI PED-325-14	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血，裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4032	派普萊栓塞裝置 3.25MM X 16MM AS:MTI PED-325-16	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.25MM X 16MM AS:MTI PED-325-16	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血，裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4033	派普萊栓塞裝置 3.25MM X 18MM AS:MTI PED-325-18	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.25MM X 18MM AS:MTI PED-325-18	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血，裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4034	派普萊栓塞裝置 3.25MM X 20MM AS:MTI PED-325-20	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.25MM X 20MM AS:MTI PED-325-20	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血，裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4035	派普萊栓塞裝置 3.25MM X 25MM AS:MTI PED-325-25	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 3.25MM X 25MM AS:MTI PED-325-25	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血，裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4036	派普萊栓塞裝置 2.50MM X 10MM AS:MTI PED-250-10	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 2.50MM X 10MM AS:MTI PED-250-10	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血，裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4037	派普萊栓塞裝置 2.50MM X 12MM AS:MTI PED-250-12	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 2.50MM X 12MM AS:MTI PED-250-12	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血，裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4038	派普萊栓塞裝置 2.50MM X 14MM AS:MTI PED-250-14	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 2.50MM X 14MM AS:MTI PED-250-14	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血，裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4039	派普萊栓塞裝置 2.50MM X 16MM AS:MTI PED-250-16	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 2.50MM X 16MM AS:MTI PED-250-16	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血，裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4040	派普萊栓塞裝置 2.50MM X 18MM AS:MTI PED-250-18	PIPELINE FLEX EMBOLIZATION DEVICE 2.50MM X 18MM AS:MTI PED-250-18	本產品適用於成年患者(22歲或以上)於岩骨至上垂體段的內頸動脈內有大型或巨大寬頸顱內動脈瘤(IAs)的血管內治療。	穿刺部位血腫和出血，裝置遷移或錯位等。	本產品適用於大型動脈瘤以及難以置放線圈栓塞之寬頸動脈瘤，降低風險性已達治療效果。	無相似產品可比較。	365053	CMV01PED25V9	對鉑或鈷/鎳合金過敏的病人可能會對本產品植入產生過敏反應。不能接受雙重抗血小板治療的病患等。
4041	生物可吸收性骨替代材 GLASSBONE BIOMATERIAL FOR BONE GRAFT 1-3MM 16CC AS:NORAKER GB1.3/16	GLASSBONE BIOMATERIAL FOR BONE GRAFT 1-3MM 16CC AS:NORAKER GB1.3/16	此生物玻璃人工骨含鈣、鈉、矽、磷、氧,具有高抗菌，良好的骨誘導，絕佳的生物活性及支撐力以及高凝血效果	與一般自體骨移植可能發生的併發症相同；術後發炎，對材質成份過敏，骨折	此生物玻璃人工骨含鈣、鈉、矽、磷、氧,具有高抗菌，良好的骨誘導，絕佳的生物活性及支撐力以及高凝血效果	無健保同等品	100000	FBZ027494006	手術位置有急性或慢性發炎者，有新陳代謝疾病患者，嚴重肝腎功能不彰，患者現況或是疾病可能影響骨骼與組織癒合效果者皆不適用
4042	生物可吸收性骨替代材 GLASSBONE BIOMATERIAL FOR BONE GRAFT 0.04-0.5MM1.5CCAS:NORAKER GB004.05/05-U	GLASSBONE BIOMATERIAL FOR BONE GRAFT 0.04-0.5MM 1.5CC AS:NORAKER GB004.05/05-U	此生物玻璃人工骨含鈣、鈉、矽、磷、氧,具有高抗菌，良好的骨誘導，絕佳的生物活性及支撐力以及高凝血效果	與一般自體骨移植可能發生的併發症相同；術後發炎，對材質成份過敏，骨折	此生物玻璃人工骨含鈣、鈉、矽、磷、氧,具有高抗菌，良好的骨誘導，絕佳的生物活性及支撐力以及高凝血效果	無健保同等品	38000	FBZ027494008	手術位置有急性或慢性發炎者，有新陳代謝疾病患者，嚴重肝腎功能不彰，患者現況或是疾病可能影響骨骼與組織癒合效果者皆不適用
4043	艾克曼貼附骨板上肢系統 ANATOMIC DISTAL HUMERUS LATERAL SMALL 6 HOLES LEFS AS:ACUMED PL-LEL6L	ANATOMIC DISTAL HUMERUS LATERAL SMALL 6 HOLES LEFS AS:ACUMED PL-LEL6L	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬。2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4044	艾克曼貼附骨板上肢系統 ANATOMIC DISTAL HUMERUS LATERAL SMALL 6 HOLES RIGHT AS:ACUMED PL-LEL6R	ANATOMIC DISTAL HUMERUS LATERAL SMALL 6 HOLES RIGHT AS:ACUMED PL-LEL6R	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。4.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬。2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。5.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。4.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用

4045	艾克曼貼附骨板上肢系統 ANATOMIC DISTAL HUMERUS LATERAL SMALL 10 HOLES LEFT AS:ACUMED PL-LEL10L	ANATOMIC DISTAL HUMERUS LATERAL SMALL 10 HOLES LEFT AS:ACUMED PL-LEL10L	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。5.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬。2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。6.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。5.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4046	艾克曼貼附骨板上肢系統 ANATOMIC DISTAL HUMERUS LATERAL SMALL 10HOLES RIGHT AS:ACUMED PL-LEL10R	ANATOMIC DISTAL HUMERUS LATERAL SMALL 10HOLES RIGHT AS:ACUMED PL-LEL10R	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。6.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬。2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。7.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。6.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4047	艾克曼貼附骨板上肢系統 ANATOMIC DISTAL HUMERUS LATERAL SMALL 14HOLES RIGHT AS:ACUMED PL-LEL14R	ANATOMIC DISTAL HUMERUS LATERAL SMALL 14HOLES RIGHT AS:ACUMED PL-LEL14R	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。8.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬。2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。9.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。8.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4048	艾克曼貼附骨板上肢系統 ANATOMIC DISTAL HUMERUS LATERAL SMALL 20HOLES LEFT AS:ACUMED PL-LEL20L	ANATOMIC DISTAL HUMERUS LATERAL SMALL 20HOLES LEFT AS:ACUMED PL-LEL20L	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。9.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬。2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。10.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。9.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4049	艾克曼貼附骨板上肢系統 ANATOMIC DISTAL HUMERUS LATERAL SMALL 20HOLES RIGHT AS:ACUMED PL-LEL20R	ANATOMIC DISTAL HUMERUS LATERAL SMALL 20HOLES RIGHT AS:ACUMED PL-LEL20R	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。10.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬。2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。11.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。10.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4050	艾克曼貼附骨板上肢系統 ANATOMIC DISTAL HUMERUS MEDIAL 12HOLES AS:ACUMED PL-LEM12	ANATOMIC DISTAL HUMERUS MEDIAL 12HOLES AS:ACUMED PL-LEM12	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。11.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬。2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。12.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。11.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4051	艾克曼貼附骨板上肢系統 9 HOLES LONG LOCKING MEDIAL AS:ACUMED PL-LEM9L	9 HOLES LONG LOCKING MEDIAL AS:ACUMED PL-LEM9L	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。13.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬。2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。14.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。13.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4052	艾克曼貼附骨板上肢系統 9 HOLES SHORT LOCKING MEDIAL PLATE AS:ACUMED PL-LEM9S	9 HOLES SHORT LOCKING MEDIAL PLATE AS:ACUMED PL-LEM9S	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。14.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬。2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。15.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。14.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4053	艾克曼貼附骨板上肢系統 8 HOLES LOCKING MEDIAL PLATE AS:ACUMED PL-LEM8	8 HOLES LOCKING MEDIAL PLATE AS:ACUMED PL-LEM8	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。15.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬。2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。16.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。15.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4054	艾克曼貼附骨板上肢系統 7 HOLES LOCKING MEDIAL PLATE AS:ACUMED PL-LEM7	7 HOLES LOCKING MEDIAL PLATE AS:ACUMED PL-LEM7	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。16.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬。2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。17.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。16.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4055	艾克曼貼附骨板上肢系統 17 HOLES RIGHT LOCKING OLECRANON PLATE AS:ACUMED PL-LEO17R	17 HOLES RIGHT LOCKING OLECRANON PLATE AS:ACUMED PL-LEO17R	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。18.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬。2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。19.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。18.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4056	艾克曼貼附骨板上肢系統 POSTERIOR LOCKING PLATE 95MM AS:ACUMED PL-ELPO	POSTERIOR LOCKING PLATE 95MM AS:ACUMED PL-ELPO	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。19.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬。2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。20.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。19.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4057	艾克曼貼附骨板上肢系統 CORONOID LOCKING PLATE LEFT AS:ACUMED PL-ELCOL	CORONOID LOCKING PLATE LEFT AS:ACUMED PL-ELCOL	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。20.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬。2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。21.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。20.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4058	艾克曼貼附骨板上肢系統 CORONOID LOCKING PLATE RIGHT AS:ACUMED PL-ELCOR	CORONOID LOCKING PLATE RIGHT AS:ACUMED PL-ELCOR	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。21.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬。2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。22.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。21.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4059	艾克曼貼附骨板上肢系統 EXTENDED CORONOID PLATE RIGHT AS:ACUMED PL-ELCLR	EXTENDED CORONOID PLATE RIGHT AS:ACUMED PL-ELCLR	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。23.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬。2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。24.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。23.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4060	艾克曼貼附骨板上肢系統 13 HOLES LOCKING OLECRANON PLATE AS:ACUMED PL-LEO13	13 HOLES LOCKING OLECRANON PLATE AS:ACUMED PL-LEO13	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。24.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬。2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。25.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。24.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用

4061	艾克曼貼附骨板上肢系統 13 HOLES EXTENDED LOCKING OLECRANON PLATE AS:ACUMED PL-LEO13E	13 HOLES EXTENDED LOCKING OLECRANON PLATE AS:ACUMED PL-LEO13E	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化，25.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象，疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感，手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害，壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬，2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間，3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖，26.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化，25.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4062	艾克曼貼附骨板上肢系統 11 HOLES LOCKING OLECRANON PLATE AS:ACUMED PL-LEO11	11 HOLES LOCKING OLECRANON PLATE AS:ACUMED PL-LEO11	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化，26.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象，疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感，手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害，壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬，2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間，3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖，27.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化，26.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4063	艾克曼貼附骨板上肢系統 ULNAR SHORTING LOCKING PLATE AS:ACUMED PL-UL06	ULNAR SHORTING LOCKING PLATE AS:ACUMED PL-UL06	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化，28.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象，疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感，手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害，壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬，2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間，3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖，29.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化，28.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4064	艾克曼貼附骨板上肢系統 PROXIMAL HUMERAL PLATE LARGE LEFT AS:ACUMED PL-PHGL	PROXIMAL HUMERAL PLATE LARGE LEFT AS:ACUMED PL-PHGL	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化，29.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象，疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感，手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害，壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬，2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間，3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖，30.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化，29.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4065	艾克曼貼附骨板上肢系統 PROXIMAL HUMERAL PLATE EXTRA LONG LEFT AS:ACUMED PL-PHXGL	PROXIMAL HUMERAL PLATE EXTRA LONG LEFT AS:ACUMED PL-PHXGL	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化，30.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象，疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感，手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害，壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬，2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間，3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖，31.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化，30.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4066	艾克曼貼附骨板上肢系統 PROXIMAL HUMERAL PLATE LARGE RIGHT AS:ACUMED PL-PHGR	PROXIMAL HUMERAL PLATE LARGE RIGHT AS:ACUMED PL-PHGR	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化，31.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象，疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感，手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害，壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬，2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間，3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖，32.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化，31.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4067	艾克曼貼附骨板上肢系統 PROXIMAL HUMERAL PLATE SMALL LEFT AS:ACUMED PL-PHSL	PROXIMAL HUMERAL PLATE SMALL LEFT AS:ACUMED PL-PHSL	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化，33.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象，疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感，手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害，壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬，2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間，3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖，34.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化，33.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4068	艾克曼貼附骨板上肢系統 PROXIMAL HUMERAL PLATE SMALL RIGHT AS:ACUMED PL-PHSR	PROXIMAL HUMERAL PLATE SMALL RIGHT AS:ACUMED PL-PHSR	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化，34.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象，疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感，手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害，壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬，2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間，3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖，35.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化，34.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4069	艾克曼貼附骨板上肢系統 3H LOCKING RADIAL RH PLATE STANDARD CURVATURE AS:ACUMED 70-0097	3H LOCKING RADIAL RH PLATE STANDARD CURVATURE AS:ACUMED 70-0097	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化，35.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象，疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感，手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害，壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬，2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間，3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖，36.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化，35.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4070	艾克曼貼附骨板上肢系統 3H LOCKING RADIAL RH PLATE SMALL CURVATURE 31MM AS:ACUMED 70-0099	3H LOCKING RADIAL RH PLATE SMALL CURVATURE 31MM AS:ACUMED 70-0099	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化，37.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象，疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感，手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害，壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬，2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間，3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖，38.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化，37.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4071	艾克曼貼附骨板上肢系統 5H LOCKING RADIAL RH PLATE SMALL CURVATURE 46MM AS:ACUMED 70-0100	5H LOCKING RADIAL RH PLATE SMALL CURVATURE 46MM AS:ACUMED 70-0100	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化，38.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象，疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感，手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害，壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬，2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間，3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖，39.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化，38.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4072	艾克曼貼附骨板上肢系統 ANATOMIC DISTAL HUMERUS LATERAL SMALL 14 HOLES LEFT AS:ACUMED PL-LEL14L	ANATOMIC DISTAL HUMERUS LATERAL SMALL 14 HOLES LEFT AS:ACUMED PL-LEL14L	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化，7.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象，疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感，手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害，壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬，2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間，3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖，8.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化，7.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4073	艾克曼貼附骨板上肢系統 ANATOMIC DISTAL HUMERUS MEDIAL 16HOLES AS:ACUMED PL-LEM16	ANATOMIC DISTAL HUMERUS MEDIAL 16HOLES AS:ACUMED PL-LEM16	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化，12.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象，疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感，手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害，壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬，2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間，3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖，13.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化，12.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4074	艾克曼貼附骨板上肢系統 17 HOLES LEFT LOCKING OLECRANON PLATE AS:ACUMED PL-LEO17L	17 HOLES LEFT LOCKING OLECRANON PLATE AS:ACUMED PL-LEO17L	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化，17.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象，疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感，手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害，壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬，2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間，3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖，18.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化，17.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4075	艾克曼貼附骨板上肢系統 EXTENDED CORONOID PLATE LEFT AS:ACUMED PL-ELCLL	EXTENDED CORONOID PLATE LEFT AS:ACUMED PL-ELCLL	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化，22.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象，疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感，手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害，壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬，2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間，3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖，23.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化，22.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4076	艾克曼貼附骨板上肢系統 9 HOLES LOCKING OLECRANON PLATE AS:ACUMED PL-LEO9	9 HOLES LOCKING OLECRANON PLATE AS:ACUMED PL-LEO9	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化，27.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象，疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感，手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害，壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬，2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間，3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖，28.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化，27.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用

4077	艾克曼貼附骨板上肢系統 PROXIMAL HUMERAL PLATE EXTRA LONG RIGHT AS:ACUMED PL-PHXGR	PROXIMAL HUMERAL PLATE EXTRA LONG RIGHT AS:ACUMED PL-PHXGR	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。32.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬。2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。33.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。32.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4078	艾克曼貼附骨板上肢系統 5H LOCKING RADIAL RH PLATE STANDARD CURVATURE AS:ACUMED 70-0098	5H LOCKING RADIAL RH PLATE STANDARD CURVATURE AS:ACUMED 70-0098	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。36.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬、骨釘為鈦合金屬。2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。37.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。36.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	60000	FBZ019750001	不可重覆使用
4079	可吸收傷口縫線裝置 AS:COVIDIEN VLOCM0023	V-LOC 90 4-0 P-12 45CM AS:COVIDIEN VLOCM0023	(1) 倒鉤增加手術安全性，避免術後傷口裂開。(2)於皮下縫合不會造成術後節結產生的異物不適感，並帶來較佳的傷口密合效果及降低疤痕組織的產生。	和使用傳統縫合線或其他縫合產品相同，使用此產品可能產生的不良影響：傷口裂開 (某些部位出現擴張、伸長或膨脹等情況時，無法對傷口提供足夠的支撐)。	本可吸收傷口縫合裝置由倒?單股可吸收線所組成，一端附有手術針，另一端有環狀作用器，倒?裝置與環狀作用器的設計可縫合組織且不需要綁上手術線結節。	一般使用傳統縫合線，在傷口縫合時，必須透過打結來固定縫合線，每個固定點依線體材質會施行3~5個結節，相對的需要較長的施行時間並有機會產生因結節所造成的併發症，如發炎、感染、異物感。	1600	SAY023891001	此縫合裝置不適用於間斷縫合。
4080	可吸收傷口縫線裝置 AS:COVIDIEN VLOCM0024	V-LOC 90 3-0 P-12 45CM AS:COVIDIEN VLOCM0024	(1) 倒鉤增加手術安全性，避免術後傷口裂開。(2)於皮下縫合不會造成術後節結產生的異物不適感，並帶來較佳的傷口密合效果及降低疤痕組織的產生。	和使用傳統縫合線或其他縫合產品相同，使用此產品可能產生的不良影響：傷口裂開 (某些部位出現擴張、伸長或膨脹等情況時，無法對傷口提供足夠的支撐)。	本可吸收傷口縫合裝置由倒鉤單股可吸收線所組成，一端附有手術針，另一端有環狀作用器，倒鉤裝置與環狀作用器的設計可縫合組織且不需要綁上手術線結節。	一般使用傳統縫合線，在傷口縫合時，必須透過打結來固定縫合線，每個固定點依線體材質會施行3~5個結節，相對的需要較長的施行時間並有機會產生因結節所造成的併發症，如發炎、感染、異物感。	1600	SAY023891001	此縫合裝置不適用於間斷縫合。
4081	可吸收傷口縫線裝置 AS:COVIDIEN VLOCM0604	V-LOC 90 3-0 V-20 15CM AS:COVIDIEN VLOCM0604	(1) 倒鉤增加手術安全性，避免術後傷口裂開。(2)於皮下縫合不會造成術後節結產生的異物不適感，並帶來較佳的傷口密合效果及降低疤痕組織的產生。	和使用傳統縫合線或其他縫合產品相同，使用此產品可能產生的不良影響：傷口裂開 (某些部位出現擴張、伸長或膨脹等情況時，無法對傷口提供足夠的支撐)。	本可吸收傷口縫合裝置由倒?單股可吸收線所組成，一端附有手術針，另一端有環狀作用器，倒?裝置與環狀作用器的設計可縫合組織且不需要綁上手術線結節。	一般使用傳統縫合線，在傷口縫合時，必須透過打結來固定縫合線，每個固定點依線體材質會施行3~5個結節，相對的需要較長的施行時間並有機會產生因結節所造成的併發症，如發炎、感染、異物感。	1600	SAY023891001	此縫合裝置不適用於間斷縫合。
4082	可吸收傷口縫合裝置 V-LOC 90 3-0 CV-23 15CM AS:COVIDIEN VLOCM0804	V-LOC 90 3-0 CV-23 15CM AS:COVIDIEN VLOCM0804	(1) 倒鉤增加手術安全性，避免術後傷口裂開。(2)於皮下縫合不會造成術後節結產生的異物不適感，並帶來較佳的傷口密合效果及降低疤痕組織的產生。	和使用傳統縫合線或其他縫合產品相同，使用此產品可能產生的不良影響：傷口裂開 (某些部位出現擴張、伸長或膨脹等情況時，無法對傷口提供足夠的支撐)。	本可吸收傷口縫合裝置由倒?單股可吸收線所組成，一端附有手術針，另一端有環狀作用器，倒?裝置與環狀作用器的設計可縫合組織且不需要綁上手術線結節。	一般使用傳統縫合線，在傷口縫合時，必須透過打結來固定縫合線，每個固定點依線體材質會施行3~5個結節，相對的需要較長的施行時間並有機會產生因結節所造成的併發症，如發炎、感染、異物感。	1600	SAY023891001	此縫合裝置不適用於間斷縫合。
4083	可吸收傷口縫合裝置 V-LOC 90 4-0 CV-23 30CM AS:COVIDIEN VLOCM0813	V-LOC 90 4-0 CV-23 30CM AS:COVIDIEN VLOCM0813	(1) 倒鉤增加手術安全性，避免術後傷口裂開。(2)於皮下縫合不會造成術後節結產生的異物不適感，並帶來較佳的傷口密合效果及降低疤痕組織的產生。	和使用傳統縫合線或其他縫合產品相同，使用此產品可能產生的不良影響：傷口裂開 (某些部位出現擴張、伸長或膨脹等情況時，無法對傷口提供足夠的支撐)。	本可吸收傷口縫合裝置由倒?單股可吸收線所組成，一端附有手術針，另一端有環狀作用器，倒?裝置與環狀作用器的設計可縫合組織且不需要綁上手術線結節。	一般使用傳統縫合線，在傷口縫合時，必須透過打結來固定縫合線，每個固定點依線體材質會施行3~5個結節，相對的需要較長的施行時間並有機會產生因結節所造成的併發症，如發炎、感染、異物感。	1600	SAY023891001	此縫合裝置不適用於間斷縫合。
4084	可吸收傷口縫線裝置 V-LOC 90 3-0 P-14 45CM AS:COVIDIEN VLOCM0124	V-LOC 90 3-0 P-14 45CM AS:COVIDIEN VLOCM0124	(1) 倒鉤增加手術安全性，避免術後傷口裂開。(2)於皮下縫合不會造成術後節結產生的異物不適感，並帶來較佳的傷口密合效果及降低疤痕組織的產生。	和使用傳統縫合線或其他縫合產品相同，使用此產品可能產生的不良影響：傷口裂開 (某些部位出現擴張、伸長或膨脹等情況時，無法對傷口提供足夠的支撐)。	本可吸收傷口縫合裝置由倒?單股可吸收線所組成，一端附有手術針，另一端有環狀作用器，倒?裝置與環狀作用器的設計可縫合組織且不需要綁上手術線結節。	一般使用傳統縫合線，在傷口縫合時，必須透過打結來固定縫合線，每個固定點依線體材質會施行3~5個結節，相對的需要較長的施行時間並有機會產生因結節所造成的併發症，如發炎、感染、異物感。	1600	SAY023891001	此縫合裝置不適用於間斷縫合。
4085	"思輯刻"無結可吸收性縫合線 VLP-2010, 2 70CM, TAPER 1/2弧 48MM	"SURGICAL SPECIALTIES" QUILL PDO KNOTLES TISSUE CLOSURE, VARIABLE LOOP VLP-2010, 2 70CM, TAPER 1/2 48MM	用於軟組織的可吸收性縫線。此倒刺縫合線適用於腔鏡手術及達文西手術。	可能副作用會有傷口崩裂發生。不良反應包括：因組織血流供應不良而致縫線外露且吸收遲緩、長時間與含鹽液體接觸於尿道或是膽道會產生結石、針頭斷裂造成手術時間延長、再次手術或異物殘留。	採用(Ethylene Oxide)滅菌消毒，請勿重複滅菌。於密閉空間軟組織中，應用在微創傷口，病人恢復期較短。	主要運用在微創手術，在手術過程中，密閉空間使用倒刺刺嵌住軟組織中，健保給付縫合線需打結可能造成組織感染。	3000	SAY029245001	減少與其他材料碰觸，以避免縫線上鉤刺與材料糾結在一起。
4086	"思輯刻"無結可吸收性縫合線 VLP-2016, 2 20CM, TAPER 1/2弧 36MM	"SURGICAL SPECIALTIES" QUILL PDO KNOTLES TISSUE CLOSURE, VARIABLE LOOP VLP-2016, 2 20CM, TAPER 1/2 36MM	用於軟組織的可吸收性縫線。此倒刺縫合線適用於腔鏡手術及達文西手術。	可能副作用會有傷口崩裂發生。不良反應包括：因組織血流供應不良而致縫線外露且吸收遲緩、長時間與含鹽液體接觸於尿道或是膽道會產生結石、針頭斷裂造成手術時間延長、再次手術或異物殘留。	採用(Ethylene Oxide)滅菌消毒，請勿重複滅菌。於密閉空間軟組織中，應用在微創傷口，病人恢復期較短。	主要運用在微創手術，在手術過程中，密閉空間使用倒刺刺嵌住軟組織中，健保給付縫合線需打結可能造成組織感染。	3000	SAY029245001	減少與其他材料碰觸，以避免縫線上鉤刺與材料糾結在一起。
4087	"思輯刻"無結可吸收性縫合線 VLP-2020, 2-0 20CM, TAPER 1/2弧 17MM	"SURGICAL SPECIALTIES" QUILL PDO KNOTLES TISSUE CLOSURE, VARIABLE LOOP VLP-2020, 2-0 20CM, TAPER 1/2 17MM	用於軟組織的可吸收性縫線。此倒刺縫合線適用於腔鏡手術及達文西手術。	可能副作用會有傷口崩裂發生。不良反應包括：因組織血流供應不良而致縫線外露且吸收遲緩、長時間與含鹽液體接觸於尿道或是膽道會產生結石、針頭斷裂造成手術時間延長、再次手術或異物殘留。	採用(Ethylene Oxide)滅菌消毒，請勿重複滅菌。於密閉空間軟組織中，應用在微創傷口，病人恢復期較短。	主要運用在微創手術，在手術過程中，密閉空間使用倒刺刺嵌住軟組織中，健保給付縫合線需打結可能造成組織感染。	3000	SAY029245001	減少與其他材料碰觸，以避免縫線上鉤刺與材料糾結在一起。
4088	"思輯刻"無結可吸收性縫合線 VLP-1008, 0 20CM, TAPER 1/2弧 22MM	"SURGICAL SPECIALTIES" QUILL PDO KNOTLES TISSUE CLOSURE, VARIABLE LOOP VLP-1008, 0 20CM, TAPER 1/2 22MM	用於軟組織的可吸收性縫線。此倒刺縫合線適用於腔鏡手術及達文西手術。	可能副作用會有傷口崩裂發生。不良反應包括：因組織血流供應不良而致縫線外露且吸收遲緩、長時間與含鹽液體接觸於尿道或是膽道會產生結石、針頭斷裂造成手術時間延長、再次手術或異物殘留。	採用(Ethylene Oxide)滅菌消毒，請勿重複滅菌。於密閉空間軟組織中，應用在微創傷口，病人恢復期較短。	主要運用在微創手術，在手術過程中，密閉空間使用倒刺刺嵌住軟組織中，健保給付縫合線需打結可能造成組織感染。	3000	SAY029245001	減少與其他材料碰觸，以避免縫線上鉤刺與材料糾結在一起。
4089	高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#1 9MM AS:UNITED 2303-5611	XPE TIBIA INSERT，PSA#1 9MM AS:UNITED 2303-5611	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能。	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長4倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本。	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長4倍以上。	65000	FBZ002662001	無
4090	高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#1 11MM AS:UNITED 2303-5612	XPE TIBIA INSERT，PSA#1 11MM AS:UNITED 2303-5612	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能。	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長5倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本。	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長5倍以上。	65000	FBZ002662001	無
4091	高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#1 13MM AS:UNITED 2303-5613	XPE TIBIA INSERT，PSA#1 13MM AS:UNITED 2303-5613	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能。	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長6倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本。	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長6倍以上。	65000	FBZ002662001	無
4092	高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#1 15MM AS:UNITED 2303-5614	XPE TIBIA INSERT，PSA#1 15MM AS:UNITED 2303-5614	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能。	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長7倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本。	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長7倍以上。	65000	FBZ002662001	無
4093	高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#1 21MM AS:UNITED 2303-5616	XPE TIBIA INSERT，PSA#1 21MM AS:UNITED 2303-5616	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能。	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長9倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本。	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長9倍以上。	65000	FBZ002662001	無
4094	高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#1 25MM AS:UNITED 2303-5617	XPE TIBIA INSERT，PSA#1 25MM AS:UNITED 2303-5617	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能。	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長10倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本。	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長10倍以上。	65000	FBZ002662001	無
4095	高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#2 11MM AS:UNITED 2303-5622	XPE TIBIA INSERT，PSA#2 11MM AS:UNITED 2303-5622	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能。	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長12倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本。	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長12倍以上。	65000	FBZ002662001	無
4096	高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#2 13MM AS:UNITED 2303-5623	XPE TIBIA INSERT，PSA#2 13MM AS:UNITED 2303-5623	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能。	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長13倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本。	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長13倍以上。	65000	FBZ002662001	無
4097	高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#2 18MM AS:UNITED 2303-5625	XPE TIBIA INSERT，PSA#2 18MM AS:UNITED 2303-5625	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能。	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長15倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本。	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長15倍以上。	65000	FBZ002662001	無

4098	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#2 21MM AS:UNITED 2303-5626	XPE TIBIA INSERT，PSA#2 21MM AS:UNITED 2303-5626	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能。	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長16倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本。	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長16倍以上。	65000	FBZ002662001	無
4099	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#3 9MM AS:UNITED 2303-5631	XPE TIBIA INSERT，PSA#3 9MM AS:UNITED 2303-5631	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能。	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長18倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本。	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長18倍以上。	65000	FBZ002662001	無
4100	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#3 11MM AS:UNITED 2303-5632	XPE TIBIA INSERT，PSA#3 11MM AS:UNITED 2303-5632	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能。	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長19倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本。	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長19倍以上。	65000	FBZ002662001	無
4101	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#3 15MM AS:UNITED 2303-5634	XPE TIBIA INSERT，PSA#3 15MM AS:UNITED 2303-5634	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能。	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長21倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本。	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長21倍以上。	65000	FBZ002662001	無
4102	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#3 18MM AS:UNITED 2303-5635	XPE TIBIA INSERT，PSA#3 18MM AS:UNITED 2303-5635	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能。	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長22倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本。	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長22倍以上。	65000	FBZ002662001	無
4103	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#3 25MM AS:UNITED 2303-5637	XPE TIBIA INSERT，PSA#3 25MM AS:UNITED 2303-5637	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能。	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長24倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本。	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長24倍以上。	65000	FBZ002662001	無
4104	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#4 9MM AS:UNITED 2303-5641	XPE TIBIA INSERT，PSA#4 9MM AS:UNITED 2303-5641	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能。	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長25倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本。	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長25倍以上。	65000	FBZ002662001	無
4105	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#4 13MM AS:UNITED 2303-5643	XPE TIBIA INSERT，PSA#4 13MM AS:UNITED 2303-5643	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能。	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長27倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本。	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長27倍以上。	65000	FBZ002662001	無
4106	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#4 15MM AS:UNITED 2303-5644	XPE TIBIA INSERT，PSA#4 15MM AS:UNITED 2303-5644	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能。	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長28倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本。	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長28倍以上。	65000	FBZ002662001	無
4107	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#4 21MM AS:UNITED 2303-5646	XPE TIBIA INSERT，PSA#4 21MM AS:UNITED 2303-5646	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能。	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長30倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本。	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長30倍以上。	65000	FBZ002662001	無
4108	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#4 25MM AS:UNITED 2303-5647	XPE TIBIA INSERT，PSA#4 25MM AS:UNITED 2303-5647	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能。	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長31倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本。	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長31倍以上。	65000	FBZ002662001	無
4109	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#5 11MM AS:UNITED 2303-5652	XPE TIBIA INSERT，PSA#5 11MM AS:UNITED 2303-5652	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能。	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長33倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本。	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長33倍以上。	65000	FBZ002662001	無
4110	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#5 13MM AS:UNITED 2303-5653	XPE TIBIA INSERT，PSA#5 13MM AS:UNITED 2303-5653	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能。	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長34倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本。	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長34倍以上。	65000	FBZ002662001	無
4111	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#5 18MM AS:UNITED 2303-5655	XPE TIBIA INSERT，PSA#5 18MM AS:UNITED 2303-5655	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能。	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長36倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本。	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長36倍以上。	65000	FBZ002662001	無
4112	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#5 21MM AS:UNITED 2303-5656	XPE TIBIA INSERT，PSA#5 21MM AS:UNITED 2303-5656	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能。	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長37倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本。	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長37倍以上。	65000	FBZ002662001	無
4113	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#6 9MM AS:UNITED 2303-5661	XPE TIBIA INSERT，PSA#6 9MM AS:UNITED 2303-5661	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能。	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長39倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本。	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長39倍以上。	65000	FBZ002662001	無
4114	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#6 11MM AS:UNITED 2303-5662	XPE TIBIA INSERT，PSA#6 11MM AS:UNITED 2303-5662	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能。	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長40倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本。	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長40倍以上。	65000	FBZ002662001	無
4115	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#6 15MM AS:UNITED 2303-5664	XPE TIBIA INSERT，PSA#6 15MM AS:UNITED 2303-5664	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能。	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長42倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本。	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長42倍以上。	65000	FBZ002662001	無
4116	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#6 18MM AS:UNITED 2303-5665	XPE TIBIA INSERT，PSA#6 18MM AS:UNITED 2303-5665	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能。	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長43倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本。	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長43倍以上。	65000	FBZ002662001	無
4117	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#6 25MM AS:UNITED 2303-5667	XPE TIBIA INSERT，PSA#6 25MM AS:UNITED 2303-5667	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能。	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長45倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本。	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長45倍以上。	65000	FBZ002662001	無
4118	內視鏡雙層可吸收性血管夾 8MM 2發 AS:COVIDIEN 8886848882	內視鏡雙層可吸收性血管夾 8MM 2發 AS:COVIDIEN 8886848882	適用於閉合1- 8mm血管及組織，閉合血管範圍廣、安全可靠。獨特生物可吸收材質製造:聚甘醇酸及聚甘醇碳酸，不導電、不傳熱，術中使用能量器械避免意外電傷害且不會遇熱變形影響血管閉合安全。手術更安全。術後6個月人體吸收代謝，無異物殘留，避免結石及發炎反應產生。不會干擾X-ray、CT/MRI等檢查。	無	適用於閉合1- 8mm血管及組織，閉合血管範圍廣、安全可靠。獨特生物可吸收材質製造:聚甘醇酸及聚甘醇碳酸，不導電、不傳熱，術中使用能量器械避免意外電傷害且不會遇熱變形影響血管閉合安全。手術更安全。術後6個月人體吸收代謝，無異物殘留，避免結石及發炎反應產生。不會干擾X-ray、CT/MRI等檢查。	無健保同等品項	3750	SCZ026161001	無
4119	內視鏡雙層可吸收性血管夾 12MM 2發 AS:COVIDIEN 8886848813	內視鏡雙層可吸收性血管夾 12MM 2發 AS:COVIDIEN 8886848813	適用於閉合1- 8mm血管及組織，閉合血管範圍廣、安全可靠。獨特生物可吸收材質製造:聚甘醇酸及聚甘醇碳酸，不導電、不傳熱，術中使用能量器械避免意外電傷害且不會遇熱變形影響血管閉合安全。手術更安全。術後6個月人體吸收代謝，無異物殘留，避免結石及發炎反應產生。不會干擾X-ray、CT/MRI等檢查。	無	適用於閉合1- 8mm血管及組織，閉合血管範圍廣、安全可靠。獨特生物可吸收材質製造:聚甘醇酸及聚甘醇碳酸，不導電、不傳熱，術中使用能量器械避免意外電傷害且不會遇熱變形影響血管閉合安全。手術更安全。術後6個月人體吸收代謝，無異物殘留，避免結石及發炎反應產生。不會干擾X-ray、CT/MRI等檢查。	無健保同等品項	3750	SCZ026161002	無

4120	多孔鉭金屬錐體替代系統 17MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00171	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 17MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00171	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L5)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：身體的異物反應可能導致金屬敏感或過敏反應。	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L5)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	無健保品可做比較。(1)高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。(2)病人無需再用自體骨或異體骨即可?到良好的融合效果。(2)材質擁有高摩擦係數，可增加融合器的穩定度。	153000	FBZ023854001	(1)應搭配輔助性椎骨內固定系統使用。(2)術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
4121	多孔鉭金屬錐體替代系統 18.5MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00181	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 18.5MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00181	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L6)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：身體的異物反應可能導致金屬敏感或過敏反應。	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L6)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	無健保品可做比較。(1)高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。(2)病人無需再用自體骨或異體骨即可?到良好的融合效果。(3)材質擁有高摩擦係數，可增加融合器的穩定度。	153000	FBZ023854001	(1)應搭配輔助性椎骨內固定系統使用。(3)術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
4122	多孔鉭金屬錐體替代系統 21.5MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00211	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 21.5MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00211	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L8)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：身體的異物反應可能導致金屬敏感或過敏反應。	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L8)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	無健保品可做比較。(1)高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。(2)病人無需再用自體骨或異體骨即可?到良好的融合效果。(5)材質擁有高摩擦係數，可增加融合器的穩定度。	153000	FBZ023854001	(1)應搭配輔助性椎骨內固定系統使用。(5)術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
4123	多孔鉭金屬錐體替代系統 23MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00231	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 23MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00231	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L9)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：身體的異物反應可能導致金屬敏感或過敏反應。	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L9)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	無健保品可做比較。(1)高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。(2)病人無需再用自體骨或異體骨即可?到良好的融合效果。(6)材質擁有高摩擦係數，可增加融合器的穩定度。	153000	FBZ023854001	(1)應搭配輔助性椎骨內固定系統使用。(6)術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
4124	多孔鉭金屬錐體替代系統 24.5MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00241	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 24.5MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00241	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L10)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：身體的異物反應可能導致金屬敏感或過敏反應。	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L10)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	無健保品可做比較。(1)高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。(2)病人無需再用自體骨或異體骨即可?到良好的融合效果。(7)材質擁有高摩擦係數，可增加融合器的穩定度。	153000	FBZ023854001	(1)應搭配輔助性椎骨內固定系統使用。(7)術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
4125	多孔鉭金屬錐體替代系統 27.5MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00271	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 27.5MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00271	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L12)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：身體的異物反應可能導致金屬敏感或過敏反應。	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L12)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	無健保品可做比較。(1)高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。(2)病人無需再用自體骨或異體骨即可?到良好的融合效果。(9)材質擁有高摩擦係數，可增加融合器的穩定度。	153000	FBZ023854001	(1)應搭配輔助性椎骨內固定系統使用。(9)術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
4126	多孔鉭金屬錐體替代系統 29MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00291	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 29MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00291	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L13)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：身體的異物反應可能導致金屬敏感或過敏反應。	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L13)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	無健保品可做比較。(1)高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。(2)病人無需再用自體骨或異體骨即可?到良好的融合效果。(10)材質擁有高摩擦係數，可增加融合器的穩定度。	153000	FBZ023854001	(1)應搭配輔助性椎骨內固定系統使用。(10)術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
4127	多孔鉭金屬錐體替代系統 30.5MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00301	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 30.5MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00301	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L14)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：身體的異物反應可能導致金屬敏感或過敏反應。	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L14)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	無健保品可做比較。(1)高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。(2)病人無需再用自體骨或異體骨即可?到良好的融合效果。(11)材質擁有高摩擦係數，可增加融合器的穩定度。	153000	FBZ023854001	(1)應搭配輔助性椎骨內固定系統使用。(11)術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
4128	多孔鉭金屬錐體替代系統 33.5MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00331	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 33.5MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00331	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L16)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：身體的異物反應可能導致金屬敏感或過敏反應。	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L16)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	無健保品可做比較。(1)高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。(2)病人無需再用自體骨或異體骨即可?到良好的融合效果。(13)材質擁有高摩擦係數，可增加融合器的穩定度。	153000	FBZ023854001	(1)應搭配輔助性椎骨內固定系統使用。(13)術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
4129	多孔鉭金屬錐體替代系統 35MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00351	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 35MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00351	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L17)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：身體的異物反應可能導致金屬敏感或過敏反應。	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L17)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	無健保品可做比較。(1)高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。(2)病人無需再用自體骨或異體骨即可?到良好的融合效果。(14)材質擁有高摩擦係數，可增加融合器的穩定度。	153000	FBZ023854001	(1)應搭配輔助性椎骨內固定系統使用。(14)術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
4130	多孔鉭金屬錐體替代系統 36.5MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00361	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 36.5MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00361	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L18)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：身體的異物反應可能導致金屬敏感或過敏反應。	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L18)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	無健保品可做比較。(1)高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。(2)病人無需再用自體骨或異體骨即可?到良好的融合效果。(15)材質擁有高摩擦係數，可增加融合器的穩定度。	153000	FBZ023854001	(1)應搭配輔助性椎骨內固定系統使用。(15)術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
4131	多孔鉭金屬錐體替代系統 39.5MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00391	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 39.5MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00391	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L20)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：身體的異物反應可能導致金屬敏感或過敏反應。	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L20)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	無健保品可做比較。(1)高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。(2)病人無需再用自體骨或異體骨即可?到良好的融合效果。(17)材質擁有高摩擦係數，可增加融合器的穩定度。	153000	FBZ023854001	(1)應搭配輔助性椎骨內固定系統使用。(17)術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
4132	多孔鉭金屬錐體替代系統 41MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00411	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 41MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00411	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L21)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：身體的異物反應可能導致金屬敏感或過敏反應。	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L21)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	無健保品可做比較。(1)高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。(2)病人無需再用自體骨或異體骨即可?到良好的融合效果。(18)材質擁有高摩擦係數，可增加融合器的穩定度。	153000	FBZ023854001	(1)應搭配輔助性椎骨內固定系統使用。(18)術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
4133	多孔鉭金屬錐體替代系統 42MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00421	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 42MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00421	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L22)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：身體的異物反應可能導致金屬敏感或過敏反應。	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L22)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	無健保品可做比較。(1)高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。(2)病人無需再用自體骨或異體骨即可?到良好的融合效果。(19)材質擁有高摩擦係數，可增加融合器的穩定度。	153000	FBZ023854001	(1)應搭配輔助性椎骨內固定系統使用。(19)術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
4134	多孔鉭金屬錐體替代系統 45.5MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-10451	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 45.5MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-10451	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L24)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：身體的異物反應可能導致金屬敏感或過敏反應。	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L24)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	無健保品可做比較。(1)高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。(2)病人無需再用自體骨或異體骨即可?到良好的融合效果。(21)材質擁有高摩擦係數，可增加融合器的穩定度。	153000	FBZ023854001	(1)應搭配輔助性椎骨內固定系統使用。(21)術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
4135	多孔鉭金屬錐體替代系統 47MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-10471	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 47MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-10471	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L25)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：身體的異物反應可能導致金屬敏感或過敏反應。	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L25)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	無健保品可做比較。(1)高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。(2)病人無需再用自體骨或異體骨即可?到良好的融合效果。(22)材質擁有高摩擦係數，可增加融合器的穩定度。	153000	FBZ023854001	(1)應搭配輔助性椎骨內固定系統使用。(22)術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
4136	多孔鉭金屬錐體替代系統 48.5MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-10481	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 48.5MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-10481	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L26)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：身體的異物反應可能導致金屬敏感或過敏反應。	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L26)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	無健保品可做比較。(1)高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。(2)病人無需再用自體骨或異體骨即可?到良好的融合效果。(23)材質擁有高摩擦係數，可增加融合器的穩定度。	153000	FBZ023854001	(1)應搭配輔助性椎骨內固定系統使用。(23)術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
4137	多孔鉭金屬錐體替代系統 51.5MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-10511	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 51.5MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-10511	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L28)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：身體的異物反應可能導致金屬敏感或過敏反應。	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L28)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	無健保品可做比較。(1)高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。(2)病人無需再用自體骨或異體骨即可?到良好的融合效果。(25)材質擁有高摩擦係數，可增加融合器的穩定度。	153000	FBZ023854001	(1)應搭配輔助性椎骨內固定系統使用。(25)術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
4138	多孔鉭金屬錐體替代系統 53MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-10531	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 53MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-10531	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L29)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：身體的異物反應可能導致金屬敏感或過敏反應。	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L29)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	無健保品可做比較。(1)高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。(2)病人無需再用自體骨或異體骨即可?到良好的融合效果。(26)材質擁有高摩擦係數，可增加融合器的穩定度。	153000	FBZ023854001	(1)應搭配輔助性椎骨內固定系統使用。(26)術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。

4139	多孔鉭金屬錐體替代系統 54.5MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-10541	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 54.5MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-10541	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L30)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：身體的異物反應可能導致金屬敏感或過敏反應．	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L30)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體．	無健保品可做比較．(1)高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源．(2)病人無需再用自體骨或異體骨即可?到良好的融合效果．(27)材質擁有高摩擦係數，可增加融合器的穩定度．	153000	FBZ023854001	(1)應搭配輔助性椎骨內固定系統使用．(27)術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循．
4140	多孔鉭金屬錐體替代系統 57.5MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-10571	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 57.5MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-10571	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L32)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：身體的異物反應可能導致金屬敏感或過敏反應．	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L32)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體．	無健保品可做比較．(1)高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源．(2)病人無需再用自體骨或異體骨即可?到良好的融合效果．(29)材質擁有高摩擦係數，可增加融合器的穩定度．	153000	FBZ023854001	(1)應搭配輔助性椎骨內固定系統使用．(29)術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循．
4141	多孔鉭金屬錐體替代系統 59MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-10591	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 59MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-10591	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L33)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：身體的異物反應可能導致金屬敏感或過敏反應．	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L33)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體．	無健保品可做比較．(1)高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源．(2)病人無需再用自體骨或異體骨即可?到良好的融合效果．(30)材質擁有高摩擦係數，可增加融合器的穩定度．	153000	FBZ023854001	(1)應搭配輔助性椎骨內固定系統使用．(30)術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循．
4142	多孔鉭金屬錐體替代系統 60.5MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-10601	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 60.5MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-10601	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L34)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：身體的異物反應可能導致金屬敏感或過敏反應．	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L34)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體．	無健保品可做比較．(1)高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源．(2)病人無需再用自體骨或異體骨即可?到良好的融合效果．(31)材質擁有高摩擦係數，可增加融合器的穩定度．	153000	FBZ023854001	(1)應搭配輔助性椎骨內固定系統使用．(31)術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循．
4143	多孔鉭金屬錐體替代系統 62MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-10621	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 62MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-10621	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L35)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：身體的異物反應可能導致金屬敏感或過敏反應．	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L35)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體．	無健保品可做比較．(1)高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源．(2)病人無需再用自體骨或異體骨即可?到良好的融合效果．(32)材質擁有高摩擦係數，可增加融合器的穩定度．	153000	FBZ023854001	(1)應搭配輔助性椎骨內固定系統使用．(32)術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循．
4144	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#1 18MM AS:UNITED 2303-5615	XPE TIBIA INSERT，PSA#1 18MM AS:UNITED 2303-5615	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能．	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒．使用年限可延長8倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本．	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長8倍以上．	65000	FBZ002662001	無
4145	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#2 9MM AS:UNITED 2303-5621	XPE TIBIA INSERT，PSA#2 9MM AS:UNITED 2303-5621	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能．	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒．使用年限可延長11倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本．	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長11倍以上．	65000	FBZ002662001	無
4146	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#2 15MM AS:UNITED 2303-5624	XPE TIBIA INSERT，PSA#2 15MM AS:UNITED 2303-5624	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能．	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒．使用年限可延長14倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本．	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長14倍以上．	65000	FBZ002662001	無
4147	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#2 25MM AS:UNITED 2303-5627	XPE TIBIA INSERT，PSA#2 25MM AS:UNITED 2303-5627	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能．	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒．使用年限可延長17倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本．	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長17倍以上．	65000	FBZ002662001	無
4148	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#3 13MM AS:UNITED 2303-5633	XPE TIBIA INSERT，PSA#3 13MM AS:UNITED 2303-5633	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能．	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒．使用年限可延長20倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本．	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長20倍以上．	65000	FBZ002662001	無
4149	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#3 21MM AS:UNITED 2303-5636	XPE TIBIA INSERT，PSA#3 21MM AS:UNITED 2303-5636	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能．	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒．使用年限可延長23倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本．	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長23倍以上．	65000	FBZ002662001	無
4150	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#4 11MM AS:UNITED 2303-5642	XPE TIBIA INSERT，PSA#4 11MM AS:UNITED 2303-5642	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能．	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒．使用年限可延長26倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本．	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長26倍以上．	65000	FBZ002662001	無
4151	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#4 18MM AS:UNITED 2303-5645	XPE TIBIA INSERT，PSA#4 18MM AS:UNITED 2303-5645	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能．	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒．使用年限可延長29倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本．	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長29倍以上．	65000	FBZ002662001	無
4152	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#5 9MM AS:UNITED 2303-5651	XPE TIBIA INSERT，PSA#5 9MM AS:UNITED 2303-5651	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能．	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒．使用年限可延長32倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本．	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長32倍以上．	65000	FBZ002662001	無
4153	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#5 15MM AS:UNITED 2303-5654	XPE TIBIA INSERT，PSA#5 15MM AS:UNITED 2303-5654	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能．	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒．使用年限可延長35倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本．	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長35倍以上．	65000	FBZ002662001	無
4154	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#5 25MM AS:UNITED 2303-5657	XPE TIBIA INSERT，PSA#5 25MM AS:UNITED 2303-5657	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能．	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒．使用年限可延長38倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本．	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長38倍以上．	65000	FBZ002662001	無
4155	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#6 13MM AS:UNITED 2303-5663	XPE TIBIA INSERT，PSA#6 13MM AS:UNITED 2303-5663	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能．	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒．使用年限可延長41倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本．	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長41倍以上．	65000	FBZ002662001	無
4156	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊，穩定加強型 XPE TIBIA INSERT，PSA#6 21MM AS:UNITED 2303-5666	XPE TIBIA INSERT，PSA#6 21MM AS:UNITED 2303-5666	用於人工膝關節再置換手術，使患者減輕或解除關節疼痛或改善骨骼功能．	無	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒．使用年限可延長44倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，低再次置換的醫療成本．	較傳統墊片減少了76%的磨損，在病患在其他條件都不改變的情況下，以同樣的生活習慣、運動模式對膝關節磨耗面做活動，墊片的使用年限可延長44倍以上．	65000	FBZ002662001	無
4157	多孔鉭金屬錐體替代系統 20MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00201	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 20MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00201	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L7)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：身體的異物反應可能導致金屬敏感或過敏反應．	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L7)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體．	無健保品可做比較．(1)高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源．(2)病人無需再用自體骨或異體骨即可?到良好的融合效果．(4)材質擁有高摩擦係數，可增加融合器的穩定度．	153000	FBZ023854001	(1)應搭配輔助性椎骨內固定系統使用．(4)術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循．
4158	多孔鉭金屬錐體替代系統 26MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00261	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 26MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00261	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L11)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：身體的異物反應可能導致金屬敏感或過敏反應．	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L11)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體．	無健保品可做比較．(1)高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源．(2)病人無需再用自體骨或異體骨即可?到良好的融合效果．(8)材質擁有高摩擦係數，可增加融合器的穩定度．	153000	FBZ023854001	(1)應搭配輔助性椎骨內固定系統使用．(8)術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循．
4159	多孔鉭金屬錐體替代系統 32MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00321	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 32MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00321	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L15)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：身體的異物反應可能導致金屬敏感或過敏反應．	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L15)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體．	無健保品可做比較．(1)高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源．(2)病人無需再用自體骨或異體骨即可?到良好的融合效果．(12)材質擁有高摩擦係數，可增加融合器的穩定度．	153000	FBZ023854001	(1)應搭配輔助性椎骨內固定系統使用．(12)術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循．
4160	多孔鉭金屬錐體替代系統 38MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00381	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 38MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-00381	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L19)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體．	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生．不良反應包括：身體的異物反應可能導致金屬敏感或過敏反應．	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L19)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體．	無健保品可做比較．(1)高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源．(2)病人無需再用自體骨或異體骨即可?到良好的融合效果．(16)材質擁有高摩擦係數，可增加融合器的穩定度．	153000	FBZ023854001	(1)應搭配輔助性椎骨內固定系統使用．(16)術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循．

4161	多孔鉭金屬錐體替代系統 44MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-10441	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 44MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-10441	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L23)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：身體的異物反應可能導致金屬敏感或過敏反應。	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L23)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	無健保品可做比較。(1)高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。(2)病人無需再用自體骨或異體骨即可?到良好的融合效果。(20)材質擁有高摩擦係數，可增加融合器的穩定度。	153000	FBZ023854001	(1)應搭配輔助性椎骨內固定系統使用。(20)術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
4162	多孔鉭金屬錐體替代系統 50MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-10501	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 50MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-10501	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L27)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：身體的異物反應可能導致金屬敏感或過敏反應。	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L27)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	無健保品可做比較。(1)高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。(2)病人無需再用自體骨或異體骨即可?到良好的融合效果。(24)材質擁有高摩擦係數，可增加融合器的穩定度。	153000	FBZ023854001	(1)應搭配輔助性椎骨內固定系統使用。(24)術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
4163	多孔鉭金屬錐體替代系統 56MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-10561	TRABECULAR METAL VETEBRAL BODY REPLACEMENT SYSTEM 56MM 11X14 VBR-S DEVICE AS:ZIMMER 06-115-10561	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L31)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：身體的異物反應可能導致金屬敏感或過敏反應。	本椎體置換系統由專門用於胸腰椎(C1-L31)的椎體置換裝置組成，以取代因腫瘤或外傷(骨折)而塌縮、受損或不穩定的椎體。	無健保品可做比較。(1)高開孔率結構，與人體海綿骨極度接近，可使骨頭生長至融合器內部深源。(2)病人無需再用自體骨或異體骨即可?到良好的融合效果。(28)材質擁有高摩擦係數，可增加融合器的穩定度。	153000	FBZ023854001	(1)應搭配輔助性椎骨內固定系統使用。(28)術後照護指示極為重要，必須謹慎遵循。
4164	貼附骨板骨釘系統 CONGRUENT BONE PLATE 0.8MM AVULSION HOOK PLATE AS:ACUMED 7005-08001	CONGRUENT BONE PLATE 0.8MM AVULSION HOOK PLATE AS:ACUMED 7005-08001	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板輕薄0.8、1.3mm術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	49800	FBZ019750001	不可重覆使用
4165	貼附骨板骨釘系統 CONGRUENT BONE PLATE 0.8MM T PLATE AS:ACUMED 7005-08003	CONGRUENT BONE PLATE 0.8MM T PLATE AS:ACUMED 7005-08003	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板輕薄0.8、1.3mm術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	49800	FBZ019750001	不可重覆使用
4166	貼附骨板骨釘系統 CONGRUENT BONE PLATE 0.8MM OFFSET PLATE AS:ACUMED 7005-08004	CONGRUENT BONE PLATE 0.8MM OFFSET PLATE AS:ACUMED 7005-08004	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板輕薄0.8、1.3mm術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	49800	FBZ019750001	不可重覆使用
4167	貼附骨板骨釘系統 CONGRUENT BONE 0.8MM COMPRESSION PLATE 6 HOLE AS:ACUMED 7005-08006	CONGRUENT BONE 0.8MM COMPRESSION PLATE 6 HOLE AS:ACUMED 7005-08006	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板輕薄0.8、1.3mm術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	49800	FBZ019750001	不可重覆使用
4168	貼附骨板骨釘系統 CONGRUENT BONE 0.8MM CURVED MEDIAL LATERAL PLATE AS:ACUMED 7005-08007	CONGRUENT BONE 0.8MM CURVED MEDIAL LATERAL PLATE AS:ACUMED 7005-08007	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板輕薄0.8、1.3mm術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	49800	FBZ019750001	不可重覆使用
4169	貼附骨板骨釘系統 CONGRUENT BONE 0.8MM STRAIGHT PLATE 10 HOLE AS:ACUMED 7005-08010	CONGRUENT BONE 0.8MM STRAIGHT PLATE 10 HOLE AS:ACUMED 7005-08010	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板輕薄0.8、1.3mm術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	49800	FBZ019750001	不可重覆使用
4170	貼附骨板骨釘系統 CONGRUENT BONE 1.3MM T PLATE AS:ACUMED 7005-13002	CONGRUENT BONE 1.3MM T PLATE AS:ACUMED 7005-13002	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板輕薄0.8、1.3mm術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	49800	FBZ019750001	不可重覆使用
4171	貼附骨板骨釘系統 CONGRUENT BONE 1.3MM ROLANDO FRACTURE HOOK PLATE AS:ACUMED 7005-13004	CONGRUENT BONE 1.3MM ROLANDO FRACTURE HOOK PLATE AS:ACUMED 7005-13004	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板輕薄0.8、1.3mm術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	49800	FBZ019750001	不可重覆使用
4172	貼附骨板骨釘系統 CONGRUENT BONE 1.3MM ROTATIONAL CORRECTION PLATE AS:ACUMED 7005-13005	CONGRUENT BONE 1.3MM ROTATIONAL CORRECTION PLATE AS:ACUMED 7005-13005	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板輕薄0.8、1.3mm術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	49800	FBZ019750001	不可重覆使用
4173	貼附骨板骨釘系統 CONGRUENT BONE 1.3MM COMPRESSION PLATE PLATE 6 HOLEAS:ACUMED 7005-13006	CONGRUENT BONE 1.3MM COMPRESSION PLATE PLATE 6 HOLEAS:ACUMED 7005-13006	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板輕薄0.8、1.3mm術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	49800	FBZ019750001	不可重覆使用
4174	貼附骨板骨釘系統 CONGRUENT BONE 1.3MM STRAIGHT PLATE 10 HOLEAS:ACUMED 7005-13010	CONGRUENT BONE 1.3MM STRAIGHT PLATE 10 HOLEAS:ACUMED 7005-13010	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板輕薄0.8、1.3mm術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	49800	FBZ019750001	不可重覆使用
4175	貼附骨板骨釘系統 CONGRUENT BONE 1.3MM METACARPAL NECK PLATE LEFT AS:ACUMED 7005-1303L	CONGRUENT BONE 1.3MM METACARPAL NECK PLATE LEFT AS:ACUMED 7005-1303L	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板輕薄0.8、1.3mm術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	49800	FBZ019750001	不可重覆使用
4176	貼附骨板骨釘系統 CONGRUENT BONE 1.3MM METACARPAL NECK PLATE RIGHT AS:ACUMED 7005-1303R	CONGRUENT BONE 1.3MM METACARPAL NECK PLATE RIGHT AS:ACUMED 7005-1303R	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板輕薄0.8、1.3mm術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖入時的角度可依據需求來改變30度範圍內的角度來鎖。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	49800	FBZ019750001	不可重覆使用
4177	潔美快可敷片 QUIKCLOT WOUND DRESSING Z-FLOD 7.6CMX3.7M AS:Z-MEDICA 487	QUIKCLOT WOUND DRESSING Z-FLOD 7.6CMX3.7M AS:Z-MEDICA 487	可快速啟動人體凝血功能。	對高嶺土成分過敏者禁用。	高嶺土成分在與血液接觸後可活化人體12凝血因子，形成幫助止血，加快凝血作用的一種止血敷片，提供以無菌、使用方式簡易、並易於貼合在傷口的使用規格。	無相同成分之健保給付品項。	19375	WDZ011522001	僅限單次使用,請在傷口縫合前將本產品移除，避免接觸眼睛。

4178	潔美快可敷片 QUIKCLOT WOUND DRESSING TRAUMA PAD 30CMX30CM AS:Z-MEDICA 460	QUIKCLOT WOUND DRESSING TRAUMA PAD 30CMX30CM AS:Z-MEDICA 460	可快速啟動人體凝血功能。	對高嶺土成分過敏者禁用。	高嶺土成分在與血液接觸後可活化人體12凝血因子，形成幫助止血，加快凝血作用的一種止血敷片。提供以無菌、使用方式簡易、並易於貼合在傷口的使用規格。	無相同成分之健保給付品項。	19375	WDZ011522001	僅限單次使用,請在傷口縫合前將本產品移除，避免接觸眼睛。
4179	艾可雙極射頻電外科裝置系統 AQUAMANTYS SYSTEM MINI EVS 3.4 EPIDURAL VEIN SEALER AS:MEDTRONIC 23-314-1	AQUAMANTYS SYSTEM MINI EVS 3.4 EPIDURAL VEIN SEALER AS:MEDTRONIC 23-314-1	RF射頻搭配Saline，提供低溫且有效的止血環境。減少傳統電燒對組織的熱傷害，不燒灼不沾黏組織。	此裝置不適用於避孕性輸卵管凝結。	利用RF能量射頻搭配saline，利用熱效應促使血管壁的膠原蛋白鬆弛蓬鬆攤平，提供溫度低於100度C且不燒灼不沾黏組織的止血密封。硬膜外靜脈Sealer採用的專利，在外科手術時，它能使外科醫生用在較細緻的組織，如腦，硬膜外靜脈，來進行預防性壓縮和密封硬膜外血管止血。	RF射頻搭配Saline所提供的低溫有效止血環境，經由美國測試，能有效降低40%總出血量，和73%輸血率。不燒灼不沾黏組織，更有硬膜外靜脈可使用的專利sealer，及擁有多種sealers?供各種術式選擇。	48000	TKY025748001	專利?機轉，維持在100度C以下，RF射頻必須搭配Saline，及單次使用的拋棄式雙極裝置(本產品)，止血密封於小於1mm血管。裝置不適用於避孕性輸卵管凝結。術中使用時，請遠離維生或生命監測系統。
4180	艾可雙極射頻電外科裝置系統 AQUAMANTYS SYSTEM 2.3 BIPOLAR SEALER AS:MEDTRONIC 23-113-1	AQUAMANTYS SYSTEM 2.3 BIPOLAR SEALER AS:MEDTRONIC 23-113-1	RF射頻搭配Saline，提供低溫且有效的止血環境。減少傳統電燒對組織的熱傷害，不燒灼不沾黏組織。	此裝置不適用於避孕性輸卵管凝結。	利用RF能量射頻搭配saline，利用熱效應促使血管壁的膠原蛋白鬆弛蓬鬆攤平，提供溫度低於100度C且不燒灼不沾黏組織的止血密封。硬膜外靜脈Sealer採用的專利，在外科手術時，它能使外科醫生用在較細緻的組織，如腦，硬膜外靜脈，來進行預防性壓縮和密封硬膜外血管止血。	RF射頻搭配Saline所提供的低溫有效止血環境，經由美國測試，能有效降低40%總出血量，和73%輸血率。不燒灼不沾黏組織，更有硬膜外靜脈可使用的專利sealer，及擁有多種sealers?供各種術式選擇。	48000	TKY025748001	專利?機轉，維持在100度C以下，RF射頻必須搭配Saline，及單次使用的拋棄式雙極裝置(本產品)，止血密封於小於1mm血管。裝置不適用於避孕性輸卵管凝結。術中使用時，請遠離維生或生命監測系統。
4181	鈦密斯顱骨固定系統 TIMESH CRANIAL FIXATION SYSTEM 120X120MM AS：MEDTRONIC 016120	TIMESH CRANIAL FIXATION SYSTEM 120X120MM AS：MEDTRONIC 016120	依病患受損部位電腦塑型修補顱骨及顱顏面難以用其他方法塑型之部位。	與植入裝置相關的併發症則包含下列各項：初期或晚期發生植入裝置的部分或全部組件鬆脫。植入裝置的部分或全部組件解體、彎折和/或斷裂。患者對植入裝置、碎片、腐蝕產品出現異物(過敏)反應，可能會引起金屬沈積症、變色、腫瘤形成，和/或自體免疫疾病。	依病患受損部位電腦塑型修補顱骨及顱顏面難以用其他方法塑型之部位。	無健保已給付之品項	92244	FPP0816152M4	無
4182	鈦密斯顱骨固定系統 TIMESH CRANIAL FIXATION SYSTEM 128X79MM AS：MEDTRONIC 016128	TIMESH CRANIAL FIXATION SYSTEM 128X79MM AS：MEDTRONIC 016128	依病患受損部位電腦塑型修補顱骨及顱顏面難以用其他方法塑型之部位。	與植入裝置相關的併發症則包含下列各項：初期或晚期發生植入裝置的部分或全部組件鬆脫。植入裝置的部分或全部組件解體、彎折和/或斷裂。患者對植入裝置、碎片、腐蝕產品出現異物(過敏)反應，可能會引起金屬沈積症、變色、腫瘤形成，和/或自體免疫疾病。	依病患受損部位電腦塑型修補顱骨及顱顏面難以用其他方法塑型之部位。	無健保已給付之品項	60000	FPP0816100M4	無
4183	鈦密斯顱骨固定系統 TIMESH CRANIAL FIXATION SYSTEM 200X200MM AS：MEDTRONIC 016200	TIMESH CRANIAL FIXATION SYSTEM 200X200MM AS：MEDTRONIC 016200	依病患受損部位電腦塑型修補顱骨及顱顏面難以用其他方法塑型之部位。	與植入裝置相關的併發症則包含下列各項：初期或晚期發生植入裝置的部分或全部組件鬆脫。植入裝置的部分或全部組件解體、彎折和/或斷裂。患者對植入裝置、碎片、腐蝕產品出現異物(過敏)反應，可能會引起金屬沈積症、變色、腫瘤形成，和/或自體免疫疾病。	依病患受損部位電腦塑型修補顱骨及顱顏面難以用其他方法塑型之部位。	無健保已給付之品項	92244	FPP0816152M4	無
4184	微博微創中空螺絲脊椎固定系統 中空螺絲 5X30MM AS:DEPUY 186715530	VIPER MIS CANNULATED POLY SCREW SPINE SYSTEM 5X30MM AS:DEPUY 186715530	VIPER脊椎系統適用於非頸椎椎弓根固定以及非椎弓根固定的如下適應症：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節，以及過去融合失敗的骨骼成熟患者。	過敏、不適或異物感、疼痛	傷口小，出血量減少;減低手術的創傷及感染的機會;復原快、住院時間縮短。	由於手術方式不同，所以破壞肌肉層較少，故病人術後幾天後就可以下床活動	19000	FBZ017775001	需由專業外科醫師使用；手術後的康復訓練應嚴格遵照，不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
4185	微博微創中空螺絲脊椎固定系統 中空螺絲 5X40MM AS:DEPUY 186715540	VIPER MIS CANNULATED POLY SCREW SPINE SYSTEM 5X40MM AS:DEPUY 186715540	VIPER脊椎系統適用於非頸椎椎弓根固定以及非椎弓根固定的如下適應症：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節，以及過去融合失敗的骨骼成熟患者。	過敏、不適或異物感、疼痛	傷口小，出血量減少;減低手術的創傷及感染的機會;復原快、住院時間縮短。	由於手術方式不同，所以破壞肌肉層較少，故病人術後幾天後就可以下床活動	19000	FBZ017775001	需由專業外科醫師使用；手術後的康復訓練應嚴格遵照，不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
4186	微博微創中空螺絲脊椎固定系統 中空螺絲 5X45MM AS:DEPUY 186715545	VIPER MIS CANNULATED POLY SCREW SPINE SYSTEM 5X45MM AS:DEPUY 186715545	VIPER脊椎系統適用於非頸椎椎弓根固定以及非椎弓根固定的如下適應症：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節，以及過去融合失敗的骨骼成熟患者。	過敏、不適或異物感、疼痛	傷口小，出血量減少;減低手術的創傷及感染的機會;復原快、住院時間縮短。	由於手術方式不同，所以破壞肌肉層較少，故病人術後幾天後就可以下床活動	19000	FBZ017775001	需由專業外科醫師使用；手術後的康復訓練應嚴格遵照，不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
4187	微博微創中空螺絲脊椎固定系統 中空螺絲 5X50MM AS:DEPUY 186715550	VIPER MIS CANNULATED POLY SCREW SPINE SYSTEM 5X50MM AS:DEPUY 186715550	VIPER脊椎系統適用於非頸椎椎弓根固定以及非椎弓根固定的如下適應症：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節，以及過去融合失敗的骨骼成熟患者。	過敏、不適或異物感、疼痛	傷口小，出血量減少;減低手術的創傷及感染的機會;復原快、住院時間縮短。	由於手術方式不同，所以破壞肌肉層較少，故病人術後幾天後就可以下床活動	19000	FBZ017775001	需由專業外科醫師使用；手術後的康復訓練應嚴格遵照，不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
4188	艾可雙極射頻電外科裝置系統 AQUAMANTYS SYSTEM EPIDURAL VEIN SEALER AS:MEDTRONIC 23-121-1	AQUAMANTYS SYSTEM EPIDURAL VEIN SEALER AS:MEDTRONIC 23-121-1	RF射頻搭配Saline，提供低溫且有效的止血環境。減少傳統電燒對組織的熱傷害，不燒灼不沾黏組織。	此裝置不適用於避孕性輸卵管凝結。	利用RF能量射頻搭配saline，利用熱效應促使血管壁的膠原蛋白鬆弛蓬鬆攤平，提供溫度低於100度C且不燒灼不沾黏組織的止血密封。硬膜外靜脈Sealer採用的專利，在外科手術時，它能使外科醫生用在較細緻的組織，如腦，硬膜外靜脈，來進行預防性壓縮和密封硬膜外血管止血。	RF射頻搭配Saline所提供的低溫有效止血環境，經由美國測試，能有效降低40%總出血量，和73%輸血率。不燒灼不沾黏組織，更有硬膜外靜脈可使用的專利sealer，及擁有多種sealers?供各種術式選擇。	48000	TKY025748001	專利?機轉，維持在100度C以下，RF射頻必須搭配Saline，及單次使用的拋棄式雙極裝置(本產品)，止血密封於小於1mm血管。裝置不適用於避孕性輸卵管凝結。術中使用時，請遠離維生或生命監測系統。
4189	機械性血栓清除系統-ASPIREX S導管 斯特勞布 6FR 135CM	MECHANICAL THROMBECTOMY SYSTEM-ASPIREX SCATHETER STRAUB 6FR 135CM	主要係用於心肺、冠狀動脈、與腦血管循環以外之血管新生、血栓栓塞、與動脈血栓物質的經皮腔內移除。	手術期間可能的不良反應包括，但不僅限於:1.栓塞，特別是末梢血栓栓塞、2.不同嚴重程度的肺栓塞、3.血栓形成，特別是復發性的血栓形成、4.再次阻塞、5.血管壁受傷、6.血管剝離/穿孔/破裂、7.斑塊劃破血管壁所造成的穿孔。	斯特勞布機械性血栓清除系統可確保持續穩定的強力抽吸，導管配備有專利導管尖端，可有效破碎並安全取出目標血管新生的至高度組織化血栓形成物質。	此系統提供動力式機械性血栓清除血栓，有別於健保手動抽吸導管，清除效率高。日後再血栓阻塞的機率較低。	110000	HHZ026238002	手術過程中，可能必須採取未經計劃的額外緊急措施，例如:施用血栓溶解試劑或手術介入治療、支架植入物或繞過植入物受損、?住、脫落,導管破裂:碎片殘留體內,或對導管材質產生過敏反應死亡等。
4190	機械性血栓清除系統-ASPIREX S導管 斯特勞布 8FR 85CM	MECHANICAL THROMBECTOMY SYSTEM-ASPIREX SCATHETER STRAUB 8FR 85CM	主要係用於心肺、冠狀動脈、與腦血管循環以外之血管新生、血栓栓塞、與動脈血栓物質的經皮腔內移除。	手術期間可能的不良反應包括，但不僅限於:1.栓塞，特別是末梢血栓栓塞、2.不同嚴重程度的肺栓塞、3.血栓形成，特別是復發性的血栓形成、4.再次阻塞、5.血管壁受傷、6.血管剝離/穿孔/破裂、7.斑塊劃破血管壁所造成的穿孔。	斯特勞布機械性血栓清除系統可確保持續穩定的強力抽吸，導管配備有專利導管尖端，可有效破碎並安全取出目標血管新生的至高度組織化血栓形成物質。	此系統提供動力式機械性血栓清除血栓，有別於健保手動抽吸導管，清除效率高。日後再血栓阻塞的機率較低。	110000	HHZ026238002	手術過程中，可能必須採取未經計劃的額外緊急措施，例如:施用血栓溶解試劑或手術介入治療、支架植入物或繞過植入物受損、?住、脫落,導管破裂:碎片殘留體內,或對導管材質產生過敏反應死亡等。
4191	機械性血栓清除系統-ASPIREX S導管 斯特勞布 10FR 110CM	MECHANICAL THROMBECTOMY SYSTEM-ASPIREX SCATHETER STRAUB 10FR 110CM	主要係用於心肺、冠狀動脈、與腦血管循環以外之血管新生、血栓栓塞、與動脈血栓物質的經皮腔內移除。	手術期間可能的不良反應包括，但不僅限於:1.栓塞，特別是末梢血栓栓塞、2.不同嚴重程度的肺栓塞、3.血栓形成，特別是復發性的血栓形成、4.再次阻塞、5.血管壁受傷、6.血管剝離/穿孔/破裂、7.斑塊劃破血管壁所造成的穿孔。	斯特勞布機械性血栓清除系統可確保持續穩定的強力抽吸，導管配備有專利導管尖端，可有效破碎並安全取出目標血管新生的至高度組織化血栓形成物質。	此系統提供動力式機械性血栓清除血栓，有別於健保手動抽吸導管，清除效率高。日後再血栓阻塞的機率較低。	110000	HHZ026238002	手術過程中，可能必須採取未經計劃的額外緊急措施，例如:施用血栓溶解試劑或手術介入治療、支架植入物或繞過植入物受損、?住、脫落,導管破裂:碎片殘留體內,或對導管材質產生過敏反應死亡等。
4192	機械性血栓清除系統-ROTAREX S導管 斯特勞布 6FR 110CM	MECHANICAL THROMBECTOMY SYSTEM-ROTAREX SCATHETER STRAUB 6FR 110CM	主要係用於心肺、冠狀動脈、與腦血管循環以外之血管新生、亞急性、與慢性阻塞處血栓、血栓栓塞、與動脈血栓物質的經皮腔內移除。	手術期間可能的不良反應包括，但不僅限於:1.栓塞，特別是末梢血栓栓塞、2.不同嚴重程度的肺栓塞、3.血栓形成，特別是復發性的血栓形成、4.再次阻塞、5.血管壁受傷、6.血管剝離/穿孔/破裂、7.斑塊劃破血管壁所造成的穿孔。	斯特勞布機械性血栓清除系統可確保持續穩定的強力抽吸，導管配備有專利導管尖端，可有效破碎並安全取出目標血管新生的至高度組織化血栓形成物質。	此系統提供動力式機械性血栓清除血栓，有別於健保手動抽吸導管，清除效率高。日後再血栓阻塞的機率較低。	120000	HHZ026238001	手術過程中，可能必須採取未經計劃的額外緊急措施，例如:施用血栓溶解試劑或手術介入治療、支架植入物或繞過植入物受損、?住、脫落,導管破裂:碎片殘留體內,或對導管材質產生過敏反應死亡等。

4193	機械性血栓清除系統-ROTAREX S導管 斯特勞布 8FR 85CM	MECHANICAL THROMBECTOMY SYSTEM-ROTAREX SCATHETER STRAUB 8FR 85CM	主要係用於心肺、冠狀動脈、與腦血管循環以外之血管新生、亞急性、與慢性阻塞處血栓、血栓栓塞、與動脈血栓物質的經皮腔內移除。	手術期間可能的不良反應包括，但不僅限於:1.栓塞，特別是末梢血栓栓塞、2.不同嚴重程度的肺栓塞、3.血栓形成，特別是復發性的血栓形成、4.再次阻塞、5.血管壁受傷、6.血管剝離/穿孔/破裂、7.斑塊劃破血管壁所造成的穿孔。	斯特勞布機械性血栓清除系統可確保持續穩定的強力抽吸。導管配備有專利導管尖端，可有效破碎並安全取出目標血管新生的至高度組織化血栓形成物質。	此系統提供動力式機械性血栓清除血栓，有別於健保手動抽吸導管，清除效率高。日後再血栓阻塞的機率較低。	120000	HHZ026238001	手術過程中，可能必須採取未經計劃的額外緊急措施，例如:施用血栓溶解試劑或手術介入治療。支架植入物或繞過植入物受損、7住、脫落,導管破裂:碎片殘留體內,或對導管材質產生過敏反應死亡等。
4194	機械性血栓清除系統-ROTAREX S導管 斯特勞布 8FR 110CM	MECHANICAL THROMBECTOMY SYSTEM-ROTAREX SCATHETER STRAUB 8FR 110CM	主要係用於心肺、冠狀動脈、與腦血管循環以外之血管新生、亞急性、與慢性阻塞處血栓、血栓栓塞、與動脈血栓物質的經皮腔內移除。	手術期間可能的不良反應包括，但不僅限於:1.栓塞，特別是末梢血栓栓塞、2.不同嚴重程度的肺栓塞、3.血栓形成，特別是復發性的血栓形成、4.再次阻塞、5.血管壁受傷、6.血管剝離/穿孔/破裂、7.斑塊劃破血管壁所造成的穿孔。	斯特勞布機械性血栓清除系統可確保持續穩定的強力抽吸。導管配備有專利導管尖端，可有效破碎並安全取出目標血管新生的至高度組織化血栓形成物質。	此系統提供動力式機械性血栓清除血栓，有別於健保手動抽吸導管，清除效率高。日後再血栓阻塞的機率較低。	120000	HHZ026238001	手術過程中，可能必須採取未經計劃的額外緊急措施，例如:施用血栓溶解試劑或手術介入治療。支架植入物或繞過植入物受損、7住、脫落,導管破裂:碎片殘留體內,或對導管材質產生過敏反應死亡等。
4195	機械性血栓清除系統-ROTAREX S導管 斯特勞布 10FR 85CM	MECHANICAL THROMBECTOMY SYSTEM-ROTAREX SCATHETER STRAUB 10FR 85CM	主要係用於心肺、冠狀動脈、與腦血管循環以外之血管新生、亞急性、與慢性阻塞處血栓、血栓栓塞、與動脈血栓物質的經皮腔內移除。	手術期間可能的不良反應包括，但不僅限於:1.栓塞，特別是末梢血栓栓塞、2.不同嚴重程度的肺栓塞、3.血栓形成，特別是復發性的血栓形成、4.再次阻塞、5.血管壁受傷、6.血管剝離/穿孔/破裂、7.斑塊劃破血管壁所造成的穿孔。	斯特勞布機械性血栓清除系統可確保持續穩定的強力抽吸。導管配備有專利導管尖端，可有效破碎並安全取出目標血管新生的至高度組織化血栓形成物質。	此系統提供動力式機械性血栓清除血栓，有別於健保手動抽吸導管，清除效率高。日後再血栓阻塞的機率較低。	120000	HHZ026238001	手術過程中，可能必須採取未經計劃的額外緊急措施，例如:施用血栓溶解試劑或手術介入治療。支架植入物或繞過植入物受損、7住、脫落,導管破裂:碎片殘留體內,或對導管材質產生過敏反應死亡等。
4196	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 11GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 11GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE11GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 11GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。
4197	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 11.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 11.5GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE11.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 11.5GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。
4198	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 12GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 12GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE12GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 12GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。
4199	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 12.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 12.5GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE12.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 12.5GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。
4200	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 13.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 13.5GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE13.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 13.5GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。
4201	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 14GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 14GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE14GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 14GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。
4202	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 15GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 15GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE15GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 15GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。
4203	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 15.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 15.5GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE15.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 15.5GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。

4204	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 16.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 16.5GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE16.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 16.5GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。
4205	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 17GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 17GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE17GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 17GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。
4206	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 18GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 18GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE18GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 18GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。
4207	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 18.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 18.5GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE18.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 18.5GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。
4208	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 3GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 3GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE3GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 3GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。
4209	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 3.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 3.5GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE3.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 3.5GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。
4210	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 4GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 4GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE4GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 4GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。
4211	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 4.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 4.5GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE4.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 4.5GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。
4212	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 5.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 5.5GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE5.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 5.5GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。
4213	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 6GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 6GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE6GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 6GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。
4214	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 7GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 7GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE7GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 7GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。

4215	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 7.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 7.5GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE7.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 7.5GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。
4216	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 8.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 8.5GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE8.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 8.5GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。
4217	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 9GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 9GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE9GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 9GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。
4218	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 10GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 10GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE10GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 10GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。
4219	可吸收傷口縫合裝置 3-0 3/8CIRCLE P-12 19MM 15CM AS:COVIDIEN VLOCL0004	V-LOC 180 ABSORBABLE WOUND CLOSURE DEVICE 3-0 3/8CIRCLE P-12 19MM 15CM AS:COVIDIEN VLOCL0004	(1) 不需打結可降低手術時間最高達50%。(2)於腹腔鏡使用可降低手術的困難度。	和使用傳統縫合線或其他縫合產品相同，使用此產品可能產生的不良影響：傷口裂開 (某些部位出現擴張、伸長或膨脹等情況時，無法對傷口提供足夠的支撐)。	本可吸收傷口縫合裝置由側?單股可吸收線所組成，一端附有手術針，另一端有環狀作用器，側?裝置與環狀作用器的設計可縫合組織且不需要綁上手術線結節。	一般使用傳統縫合線，在傷口縫合時，必須透過打結來固定縫合線，每個固定點依線體材質會施行3~5個結節，相對的需要較長的施行時間並有機會產生因結節所造成的併發症，如發炎、感染、異物感。	1600	SAY023875001	此縫合裝置不適用於間斷縫合。
4220	可吸收傷口縫合裝置 3-0 3/8CIRCLE P-12 19MM 45CM AS:COVIDIEN VLOCL0024	V-LOC 180 ABSORBABLE WOUND CLOSURE DEVICE 3-0 3/8CIRCLE P-12 19MM 45CM AS:COVIDIEN VLOCL0024	(1) 不需打結可降低手術時間最高達50%。(2)於腹腔鏡使用可降低手術的困難度。	和使用傳統縫合線或其他縫合產品相同，使用此產品可能產生的不良影響：傷口裂開 (某些部位出現擴張、伸長或膨脹等情況時，無法對傷口提供足夠的支撐)。	本可吸收傷口縫合裝置由側?單股可吸收線所組成，一端附有手術針，另一端有環狀作用器，側?裝置與環狀作用器的設計可縫合組織且不需要綁上手術線結節。	一般使用傳統縫合線，在傷口縫合時，必須透過打結來固定縫合線，每個固定點依線體材質會施行3~5個結節，相對的需要較長的施行時間並有機會產生因結節所造成的併發症，如發炎、感染、異物感。	1600	SAY023875001	此縫合裝置不適用於間斷縫合。
4221	可吸收傷口縫合裝置 3-0 1/2CIRCLE CV-23 17MM 15CM AS:COVIDIEN VLOCL0804	V-LOC 180 ABSORBABLE WOUND CLOSURE DEVICE 3-0 1/2CIRCLE CV-23 17MM 15CM AS:COVIDIEN VLOCL0804	(1) 不需打結可降低手術時間最高達50%。(2)於腹腔鏡使用可降低手術的困難度。	和使用傳統縫合線或其他縫合產品相同，使用此產品可能產生的不良影響：傷口裂開 (某些部位出現擴張、伸長或膨脹等情況時，無法對傷口提供足夠的支撐)。	本可吸收傷口縫合裝置由側?單股可吸收線所組成，一端附有手術針，另一端有環狀作用器，側?裝置與環狀作用器的設計可縫合組織且不需要綁上手術線結節。	一般使用傳統縫合線，在傷口縫合時，必須透過打結來固定縫合線，每個固定點依線體材質會施行3~5個結節，相對的需要較長的施行時間並有機會產生因結節所造成的併發症，如發炎、感染、異物感。	1600	SAY023875001	此縫合裝置不適用於間斷縫合。
4222	可吸收傷口縫合裝置 3-0 1/2CIRCLE V-20 26MM 15CM AS:COVIDIEN VLOCL0604	V-LOC 180 ABSORBABLE WOUND CLOSURE DEVICE 3-0 1/2CIRCLE V-20 26MM 15CM AS:COVIDIEN VLOCL0604	(1) 不需打結可降低手術時間最高達50%。(2)於腹腔鏡使用可降低手術的困難度。	和使用傳統縫合線或其他縫合產品相同，使用此產品可能產生的不良影響：傷口裂開 (某些部位出現擴張、伸長或膨脹等情況時，無法對傷口提供足夠的支撐)。	本可吸收傷口縫合裝置由側?單股可吸收線所組成，一端附有手術針，另一端有環狀作用器，側?裝置與環狀作用器的設計可縫合組織且不需要綁上手術線結節。	一般使用傳統縫合線，在傷口縫合時，必須透過打結來固定縫合線，每個固定點依線體材質會施行3~5個結節，相對的需要較長的施行時間並有機會產生因結節所造成的併發症，如發炎、感染、異物感。	1600	SAY023875001	此縫合裝置不適用於間斷縫合。
4223	可吸收傷口縫合裝置 2-0 1/2CIRCLE V-20 26MM 30CM AS:COVIDIEN VLOCL0615	V-LOC 180 ABSORBABLE WOUND CLOSURE DEVICE 2-0 1/2CIRCLE V-20 26MM 30CM AS:COVIDIEN VLOCL0615	(1) 不需打結可降低手術時間最高達50%。(2)於腹腔鏡使用可降低手術的困難度。	和使用傳統縫合線或其他縫合產品相同，使用此產品可能產生的不良影響：傷口裂開 (某些部位出現擴張、伸長或膨脹等情況時，無法對傷口提供足夠的支撐)。	本可吸收傷口縫合裝置由側?單股可吸收線所組成，一端附有手術針，另一端有環狀作用器，側?裝置與環狀作用器的設計可縫合組織且不需要綁上手術線結節。	一般使用傳統縫合線，在傷口縫合時，必須透過打結來固定縫合線，每個固定點依線體材質會施行3~5個結節，相對的需要較長的施行時間並有機會產生因結節所造成的併發症，如發炎、感染、異物感。	1600	SAY023875001	此縫合裝置不適用於間斷縫合。
4224	可吸收傷口縫合裝置 2-0 1/2CIRCLE GS-21 37MM 45CM AS:COVIDIEN VLOCL0325	V-LOC 180 ABSORBABLE WOUND CLOSURE DEVICE 2-0 1/2CIRCLE GS-21 37MM 45CM AS:COVIDIEN VLOCL0325	(1) 不需打結可降低手術時間最高達50%。(2)於腹腔鏡使用可降低手術的困難度。	和使用傳統縫合線或其他縫合產品相同，使用此產品可能產生的不良影響：傷口裂開 (某些部位出現擴張、伸長或膨脹等情況時，無法對傷口提供足夠的支撐)。	本可吸收傷口縫合裝置由側?單股可吸收線所組成，一端附有手術針，另一端有環狀作用器，側?裝置與環狀作用器的設計可縫合組織且不需要綁上手術線結節。	一般使用傳統縫合線，在傷口縫合時，必須透過打結來固定縫合線，每個固定點依線體材質會施行3~5個結節，相對的需要較長的施行時間並有機會產生因結節所造成的併發症，如發炎、感染、異物感。	1600	SAY023875001	此縫合裝置不適用於間斷縫合。
4225	可吸收傷口縫合裝置 0 1/2CIRCLE GS-21 37MM 45CM AS:COVIDIEN VLOCL0326	V-LOC 180 ABSORBABLE WOUND CLOSURE DEVICE 0 1/2CIRCLE GS-21 37MM 45CM AS:COVIDIEN VLOCL0326	(1) 不需打結可降低手術時間最高達50%。(2)於腹腔鏡使用可降低手術的困難度。	和使用傳統縫合線或其他縫合產品相同，使用此產品可能產生的不良影響：傷口裂開 (某些部位出現擴張、伸長或膨脹等情況時，無法對傷口提供足夠的支撐)。	本可吸收傷口縫合裝置由側?單股可吸收線所組成，一端附有手術針，另一端有環狀作用器，側?裝置與環狀作用器的設計可縫合組織且不需要綁上手術線結節。	一般使用傳統縫合線，在傷口縫合時，必須透過打結來固定縫合線，每個固定點依線體材質會施行3~5個結節，相對的需要較長的施行時間並有機會產生因結節所造成的併發症，如發炎、感染、異物感。	1600	SAY023875001	此縫合裝置不適用於間斷縫合。
4226	可吸收傷口縫合裝置 3-0 3/8CIRCLE P-14 24MM 45CM AS:COVIDIEN VLOCL0124	V-LOC 180 ABSORBABLE WOUND CLOSURE DEVICE 3-0 3/8CIRCLE P-14 24MM 45CM AS:COVIDIEN VLOCL0124	(1) 不需打結可降低手術時間最高達50%。(2)於腹腔鏡使用可降低手術的困難度。	和使用傳統縫合線或其他縫合產品相同，使用此產品可能產生的不良影響：傷口裂開 (某些部位出現擴張、伸長或膨脹等情況時，無法對傷口提供足夠的支撐)。	本可吸收傷口縫合裝置由側?單股可吸收線所組成，一端附有手術針，另一端有環狀作用器，側?裝置與環狀作用器的設計可縫合組織且不需要綁上手術線結節。	一般使用傳統縫合線，在傷口縫合時，必須透過打結來固定縫合線，每個固定點依線體材質會施行3~5個結節，相對的需要較長的施行時間並有機會產生因結節所造成的併發症，如發炎、感染、異物感。	1600	SAY023875001	此縫合裝置不適用於間斷縫合。
4227	可吸收傷口縫合裝置 2-0 3/8CIRCLE P-14 24MM 45CM AS:COVIDIEN VLOCL0125	V-LOC 180 ABSORBABLE WOUND CLOSURE DEVICE 2-0 3/8CIRCLE P-14 24MM 45CM AS:COVIDIEN VLOCL0125	(1) 不需打結可降低手術時間最高達50%。(2)於腹腔鏡使用可降低手術的困難度。	和使用傳統縫合線或其他縫合產品相同，使用此產品可能產生的不良影響：傷口裂開 (某些部位出現擴張、伸長或膨脹等情況時，無法對傷口提供足夠的支撐)。	本可吸收傷口縫合裝置由側?單股可吸收線所組成，一端附有手術針，另一端有環狀作用器，側?裝置與環狀作用器的設計可縫合組織且不需要綁上手術線結節。	一般使用傳統縫合線，在傷口縫合時，必須透過打結來固定縫合線，每個固定點依線體材質會施行3~5個結節，相對的需要較長的施行時間並有機會產生因結節所造成的併發症，如發炎、感染、異物感。	1600	SAY023875001	此縫合裝置不適用於間斷縫合。
4228	"思輯刻"無結可吸收性縫合線 VLP-2002, 2-0 30CM, TAPER 1/2弧 22MM	"SURGICAL SPECIALTIES" QUILL PDO KNOTLESTISSUE CLOSURE, VARIABLE LOOP VLP-2002, 2-0 30CM, TAPER 1/2 22MM	用於軟組織的可吸收性縫線。此倒刺縫合線適用於腔鏡手術及達文西手術。	可能副作用會有傷口崩裂發生。不良反應包括：因組織血流供應不良而致縫線外露且吸收遲緩、長時間與含鹽液體接觸於尿道或是膽道會產生結石、針頭斷裂造成手術時間延長、再次手術或異物殘留。	採用(Ethylene Oxide)滅菌消毒，請勿重複滅菌。於密閉空間軟組織中，應用在微創傷口，病人恢復期較短。	主要運用在微創手術，在手術過程中，密閉空間使用倒刺嵌住軟組織中。健保給付縫合線需打結可能造成組織感染。	3000	SAY029245001	減少與其他材料碰觸，以避免縫線上鉤刺與材料糾結在一起。
4229	"思輯刻"無結可吸收性縫合線 VLP-2005, 0 30CM, RC 3/8弧 26MM	"SURGICAL SPECIALTIES" QUILL PDO KNOTLESTISSUE CLOSURE, VARIABLE LOOP VLP-2005, 0 30CM, RC 3/8 26MM	用於軟組織的可吸收性縫線。此倒刺縫合線適用於腔鏡手術及達文西手術。	可能副作用會有傷口崩裂發生。不良反應包括：因組織血流供應不良而致縫線外露且吸收遲緩、長時間與含鹽液體接觸於尿道或是膽道會產生結石、針頭斷裂造成手術時間延長、再次手術或異物殘留。	採用(Ethylene Oxide)滅菌消毒，請勿重複滅菌。於密閉空間軟組織中，應用在微創傷口，病人恢復期較短。	主要運用在微創手術，在手術過程中，密閉空間使用倒刺嵌住軟組織中。健保給付縫合線需打結可能造成組織感染。	3000	SAY029245001	減少與其他材料碰觸，以避免縫線上鉤刺與材料糾結在一起。
4230	"思輯刻"無結可吸收性縫合線 VLP-2008, 0 20CM, TAPER 1/2弧 26MM	"SURGICAL SPECIALTIES" QUILL PDO KNOTLESTISSUE CLOSURE, VARIABLE LOOP VLP-2008, 0 20CM, TAPER 1/2 26MM	用於軟組織的可吸收性縫線。此倒刺縫合線適用於腔鏡手術及達文西手術。	可能副作用會有傷口崩裂發生。不良反應包括：因組織血流供應不良而致縫線外露且吸收遲緩、長時間與含鹽液體接觸於尿道或是膽道會產生結石、針頭斷裂造成手術時間延長、再次手術或異物殘留。	採用(Ethylene Oxide)滅菌消毒，請勿重複滅菌。於密閉空間軟組織中，應用在微創傷口，病人恢復期較短。	主要運用在微創手術，在手術過程中，密閉空間使用倒刺嵌住軟組織中。健保給付縫合線需打結可能造成組織感染。	3000	SAY029245001	減少與其他材料碰觸，以避免縫線上鉤刺與材料糾結在一起。

4231	"思輯刻"無結可吸收性縫合線 VLP-2009, 0 30CM, TAPER 1/2弧 26MM	"SURGICAL SPECIALTIES" QUILL PDO KNOTLESTISSUE CLOSURE, VARIABLE LOOP VLP-2009, 0 30CM, TAPER 1/2 26MM	用於軟組織的可吸收性縫線，此側刺縫合線適用於腔鏡手術及達文西手術。	可能副作用會有傷口崩裂發生，不良反應包括：因組織血流供應不良而致縫線外露且吸收遲緩、長時間與含鹽液體接觸於尿道或是膽道會產生結石、針頭斷裂造成手術時間延長、再次手術或異物殘留。	採用(Ethylene Oxide)滅菌消毒，請勿重複滅菌，於密閉空間軟組織中，應用在微創傷口，病人恢復期較短。	主要運用在微創手術，在手術過程中，密閉空間使用側刺嵌住軟組織中，健保給付縫合線需打結可能造成組織感染。	3000	SAY029245001	減少與其他材料碰觸，以避免縫線上鉤刺與材料糾結在一起。
4232	"思輯刻"無結可吸收性縫合線 VLP-2012, 0 70CM, TAPER 1/2弧 36MM	"SURGICAL SPECIALTIES" QUILL PDO KNOTLESTISSUE CLOSURE, VARIABLE LOOP VLP-2012, 0 70CM, TAPER 1/2 36MM	用於軟組織的可吸收性縫線，此側刺縫合線適用於腔鏡手術及達文西手術。	可能副作用會有傷口崩裂發生，不良反應包括：因組織血流供應不良而致縫線外露且吸收遲緩、長時間與含鹽液體接觸於尿道或是膽道會產生結石、針頭斷裂造成手術時間延長、再次手術或異物殘留。	採用(Ethylene Oxide)滅菌消毒，請勿重複滅菌，於密閉空間軟組織中，應用在微創傷口，病人恢復期較短。	主要運用在微創手術，在手術過程中，密閉空間使用側刺嵌住軟組織中，健保給付縫合線需打結可能造成組織感染。	3000	SAY029245001	減少與其他材料碰觸，以避免縫線上鉤刺與材料糾結在一起。
4233	"思輯刻"無結可吸收性縫合線 VLP-2013, 1 70CM, TAPER 1/2弧 40MM	"SURGICAL SPECIALTIES" QUILL PDO KNOTLESTISSUE CLOSURE, VARIABLE LOOP VLP-2013, 1 70CM, TAPER 1/2 40MM	用於軟組織的可吸收性縫線，此側刺縫合線適用於腔鏡手術及達文西手術。	可能副作用會有傷口崩裂發生，不良反應包括：因組織血流供應不良而致縫線外露且吸收遲緩、長時間與含鹽液體接觸於尿道或是膽道會產生結石、針頭斷裂造成手術時間延長、再次手術或異物殘留。	採用(Ethylene Oxide)滅菌消毒，請勿重複滅菌，於密閉空間軟組織中，應用在微創傷口，病人恢復期較短。	主要運用在微創手術，在手術過程中，密閉空間使用側刺嵌住軟組織中，健保給付縫合線需打結可能造成組織感染。	3000	SAY029245001	減少與其他材料碰觸，以避免縫線上鉤刺與材料糾結在一起。
4234	"思輯刻"無結可吸收性縫合線 VLP-2015, 1 30CM, TAPER 1/2弧 36MM	"SURGICAL SPECIALTIES" QUILL PDO KNOTLESTISSUE CLOSURE, VARIABLE LOOP VLP-2015, 1 30CM, TAPER 1/2 36MM	用於軟組織的可吸收性縫線，此側刺縫合線適用於腔鏡手術及達文西手術。	可能副作用會有傷口崩裂發生，不良反應包括：因組織血流供應不良而致縫線外露且吸收遲緩、長時間與含鹽液體接觸於尿道或是膽道會產生結石、針頭斷裂造成手術時間延長、再次手術或異物殘留。	採用(Ethylene Oxide)滅菌消毒，請勿重複滅菌，於密閉空間軟組織中，應用在微創傷口，病人恢復期較短。	主要運用在微創手術，在手術過程中，密閉空間使用側刺嵌住軟組織中，健保給付縫合線需打結可能造成組織感染。	3000	SAY029245001	減少與其他材料碰觸，以避免縫線上鉤刺與材料糾結在一起。
4235	"思輯刻"無結可吸收性縫合線 VLP-1007, 0 20CM, RC 3/8弧 26MM	"SURGICAL SPECIALTIES" QUILL PDO KNOTLESTISSUE CLOSURE, VARIABLE LOOP VLP-1007, 0 20CM, RC 3/8 26MM	用於軟組織的可吸收性縫線，此側刺縫合線適用於腔鏡手術及達文西手術。	可能副作用會有傷口崩裂發生，不良反應包括：因組織血流供應不良而致縫線外露且吸收遲緩、長時間與含鹽液體接觸於尿道或是膽道會產生結石、針頭斷裂造成手術時間延長、再次手術或異物殘留。	採用(Ethylene Oxide)滅菌消毒，請勿重複滅菌，於密閉空間軟組織中，應用在微創傷口，病人恢復期較短。	主要運用在微創手術，在手術過程中，密閉空間使用側刺嵌住軟組織中，健保給付縫合線需打結可能造成組織感染。	3000	SAY029245001	減少與其他材料碰觸，以避免縫線上鉤刺與材料糾結在一起。
4236	"思輯刻"無結可吸收性縫合線 VLP-1001, 0 20CM, TAPER 1/2弧 36MM	"SURGICAL SPECIALTIES" QUILL PDO KNOTLESTISSUE CLOSURE, VARIABLE LOOP VLP-1001, 0 20CM, TAPER 1/2 36MM	用於軟組織的可吸收性縫線，此側刺縫合線適用於腔鏡手術及達文西手術。	可能副作用會有傷口崩裂發生，不良反應包括：因組織血流供應不良而致縫線外露且吸收遲緩、長時間與含鹽液體接觸於尿道或是膽道會產生結石、針頭斷裂造成手術時間延長、再次手術或異物殘留。	採用(Ethylene Oxide)滅菌消毒，請勿重複滅菌，於密閉空間軟組織中，應用在微創傷口，病人恢復期較短。	主要運用在微創手術，在手術過程中，密閉空間使用側刺嵌住軟組織中，健保給付縫合線需打結可能造成組織感染。	3000	SAY029245001	減少與其他材料碰觸，以避免縫線上鉤刺與材料糾結在一起。
4237	"思輯刻"無結可吸收性縫合線 VLP-1003, 0 30CM, TAPER 1/2弧 22MM	"SURGICAL SPECIALTIES" QUILL PDO KNOTLESTISSUE CLOSURE, VARIABLE LOOP VLP-1003, 0 30CM, TAPER 1/2 22MM	用於軟組織的可吸收性縫線，此側刺縫合線適用於腔鏡手術及達文西手術。	可能副作用會有傷口崩裂發生，不良反應包括：因組織血流供應不良而致縫線外露且吸收遲緩、長時間與含鹽液體接觸於尿道或是膽道會產生結石、針頭斷裂造成手術時間延長、再次手術或異物殘留。	採用(Ethylene Oxide)滅菌消毒，請勿重複滅菌，於密閉空間軟組織中，應用在微創傷口，病人恢復期較短。	主要運用在微創手術，在手術過程中，密閉空間使用側刺嵌住軟組織中，健保給付縫合線需打結可能造成組織感染。	3000	SAY029245001	減少與其他材料碰觸，以避免縫線上鉤刺與材料糾結在一起。
4238	"思輯刻"無結可吸收性縫合線 VLP-1004, 0 45CM, TAPER 1/2弧 36MM	"SURGICAL SPECIALTIES" QUILL PDO KNOTLESTISSUE CLOSURE, VARIABLE LOOP VLP-1004, 0 45CM, TAPER 1/2 36MM	用於軟組織的可吸收性縫線，此側刺縫合線適用於腔鏡手術及達文西手術。	可能副作用會有傷口崩裂發生，不良反應包括：因組織血流供應不良而致縫線外露且吸收遲緩、長時間與含鹽液體接觸於尿道或是膽道會產生結石、針頭斷裂造成手術時間延長、再次手術或異物殘留。	採用(Ethylene Oxide)滅菌消毒，請勿重複滅菌，於密閉空間軟組織中，應用在微創傷口，病人恢復期較短。	主要運用在微創手術，在手術過程中，密閉空間使用側刺嵌住軟組織中，健保給付縫合線需打結可能造成組織感染。	3000	SAY029245001	減少與其他材料碰觸，以避免縫線上鉤刺與材料糾結在一起。
4239	"思輯刻"無結可吸收性縫合線 VLP-1005, 0 20CM, RC 1/2弧 36MM	"SURGICAL SPECIALTIES" QUILL PDO KNOTLESTISSUE CLOSURE, VARIABLE LOOP VLP-1005, 0 20CM, RC 1/2 36MM	用於軟組織的可吸收性縫線，此側刺縫合線適用於腔鏡手術及達文西手術。	可能副作用會有傷口崩裂發生，不良反應包括：因組織血流供應不良而致縫線外露且吸收遲緩、長時間與含鹽液體接觸於尿道或是膽道會產生結石、針頭斷裂造成手術時間延長、再次手術或異物殘留。	採用(Ethylene Oxide)滅菌消毒，請勿重複滅菌，於密閉空間軟組織中，應用在微創傷口，病人恢復期較短。	主要運用在微創手術，在手術過程中，密閉空間使用側刺嵌住軟組織中，健保給付縫合線需打結可能造成組織感染。	3000	SAY029245001	減少與其他材料碰觸，以避免縫線上鉤刺與材料糾結在一起。
4240	焦點腹腔鏡通路裝置 GELPOINT MINI ADVANCED ACCESS PLATFORM SYSTEM 70MM AS:APPLIED CNGL3	GELPOINT MINI ADVANCED ACCESS PLATFORM SYSTEM 70MM AS:APPLIED CNGL3	用於腹腔鏡手術過程中使用器械經由本產品進入患者的腹腔，協助醫師在腹腔鏡手術中將器械腹腔活動自如,且保持腹腔積氣不散失。	使用本產品的潛在併發症與一般使用套管的手術及腹腔鏡手術相同但不限於，包括：表面損害、血管受損 失血、血腫、腹壁受損、感染及腹膜炎。	該包裝為無菌包裝，使用其它穿刺套管可經由GelSeal凝膠密閉蓋來讓器械進入到手術部位。	無類似功能之健保給付品項	24000	TSZ022408002	應邊醫囑使用
4241	微博微創中空螺絲脊椎固定系統 中空螺絲 5X35MM AS:DEPUY 186715535	VIPER MIS CANNULATED POLY SCREW SPINE SYSTEM 5X35MM AS:DEPUY 186715535	VIPER脊椎系統適用於非頸椎椎弓根固定以及非椎弓根固定的如下適應症：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節，以及過去融合失敗的骨骼成熟患者。	過敏、不適或異物感、疼痛	傷口小，出血量減少;減低手術的創傷及感染的機會;復原快、住院時間縮短。	由於手術方式不同，所以破壞肌肉層較少，故病人術後幾天後就可以下床活動	19000	FBZ017775001	需由專業外科醫師使用；手術後的康復訓練應嚴格遵照，不同直徑的骨桿系統，組件無法交替使用。一個系統的組件，不應和另一系統的組件混合使用。
4242	機械性血栓清除系統-ASPIREX S導管 斯特勞布 6FR 110CM	MECHANICAL THROMBECTOMY SYSTEM-ASPIREX SCATHETER STRAUB 6FR 110CM	主要係用於心肺、冠狀動脈、與腦血管循環以外之血管新生、血栓栓塞、與動脈血栓物質的經皮腔內移除。	手術期間可能的不良反應包括，但不僅限於:1.栓塞，特別是末梢血栓栓塞、2.不同嚴重程度的肺栓塞、3.血栓形成，特別是復發性的血栓形成、4.再次阻塞、5.血管壁受傷、6.血管刺離/穿孔/破裂、7.斑塊劃破血管壁所造成的穿孔。	斯特勞布機械性血栓清除系統可確保持續穩定的強力抽吸，導管配備有專利導管尖端，可有效破碎並安全取出目標血管新生的至高度組織化血栓形成物質。	此系統提供動力式機械性血栓清除血栓，有別於健保手動抽吸導管，清除效率高。日後再血栓阻塞的機率較低。	110000	HHZ026238002	手術過程中，可能必須採取未經計劃的額外緊急措施，例如:施用血栓溶解試劑或手術介入治療、支架植入物或繞道植入物受損、?住、脫落,導管破裂:碎片殘留體內,或對導管材質產生過敏反應死亡等。
4243	機械性血栓清除系統-ASPIREX S導管 斯特勞布 8FR 110CM	MECHANICAL THROMBECTOMY SYSTEM-ASPIREX SCATHETER STRAUB 8FR 110CM	主要係用於心肺、冠狀動脈、與腦血管循環以外之血管新生、血栓栓塞、與動脈血栓物質的經皮腔內移除。	手術期間可能的不良反應包括，但不僅限於:1.栓塞，特別是末梢血栓栓塞、2.不同嚴重程度的肺栓塞、3.血栓形成，特別是復發性的血栓形成、4.再次阻塞、5.血管壁受傷、6.血管刺離/穿孔/破裂、7.斑塊劃破血管壁所造成的穿孔。	斯特勞布機械性血栓清除系統可確保持續穩定的強力抽吸，導管配備有專利導管尖端，可有效破碎並安全取出目標血管新生的至高度組織化血栓形成物質。	此系統提供動力式機械性血栓清除血栓，有別於健保手動抽吸導管，清除效率高。日後再血栓阻塞的機率較低。	110000	HHZ026238002	手術過程中，可能必須採取未經計劃的額外緊急措施，例如:施用血栓溶解試劑或手術介入治療、支架植入物或繞道植入物受損、?住、脫落,導管破裂:碎片殘留體內,或對導管材質產生過敏反應死亡等。
4244	機械性血栓清除系統-ROTAREX S導管 斯特勞布 6FR 135CM	MECHANICAL THROMBECTOMY SYSTEM-ROTAREX SCATHETER STRAUB 6FR 135CM	主要係用於心肺、冠狀動脈、與腦血管循環以外之血管新生、亞急性、與慢性阻塞處血栓、血栓栓塞、與動脈血栓物質的經皮腔內移除。	手術期間可能的不良反應包括，但不僅限於:1.栓塞，特別是末梢血栓栓塞、2.不同嚴重程度的肺栓塞、3.血栓形成，特別是復發性的血栓形成、4.再次阻塞、5.血管壁受傷、6.血管刺離/穿孔/破裂、7.斑塊劃破血管壁所造成的穿孔。	斯特勞布機械性血栓清除系統可確保持續穩定的強力抽吸，導管配備有專利導管尖端，可有效破碎並安全取出目標血管新生的至高度組織化血栓形成物質。	此系統提供動力式機械性血栓清除血栓，有別於健保手動抽吸導管，清除效率高。日後再血栓阻塞的機率較低。	120000	HHZ026238001	手術過程中，可能必須採取未經計劃的額外緊急措施，例如:施用血栓溶解試劑或手術介入治療、支架植入物或繞道植入物受損、?住、脫落,導管破裂:碎片殘留體內,或對導管材質產生過敏反應死亡等。
4245	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 5GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 5GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。
4246	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 6.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 6.5GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE6.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 6.5GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。

4247	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 8GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 8GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE8GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 8GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。
4248	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 9.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 9.5GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE9.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 9.5GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。
4249	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 10.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 10.5GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE10.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 10.5GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。
4250	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 13GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 13GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE13GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 13GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。
4251	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 14.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 14.5GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE14.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 14.5GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。
4252	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 16GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 16GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE16GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 16GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。
4253	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 17.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 17.5GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE17.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 17.5GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。
4254	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 19GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 19GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE19GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 19GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。
4255	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 19.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 19.5GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE19.5GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 19.5GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。
4256	特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統 20GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 20GBQ	THERASPHERE YTTRIUM-90 GLASS MICROSPHERE20GBQ AS:BIOCOMPATIBLES 990700.SPE 20GBQ	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，能近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤。	無	可客製化劑量的玻璃材質釔-90 微球體，具備高輻射劑量的β-射線來殺死肝腫瘤，使用的施藥套組更安全且更便利。	百而康特釔菲爾釔-90 玻璃微球系統是一種動脈灌流治療，所灌入的玻璃微球是會放出放射性的同位素物質(釔-90)，具有近距離、高輻射劑量的β-射線殺死肝腫瘤，相較於傳統栓塞治療(cTACE)使用油性物質混合化療藥物灌流，具有更大的破壞力來殺死肝腫瘤。	508000	FRZ029436001	1.使用任何放射性物質時，應確保病患治療目標以外的地方受到最小輻射照射，並確保醫療工作人員及其他與病患接觸的人受到最小輻射照射。2.管理過程中對人員的劑量率需要進行監控。發生任何液體濺灑或洩漏時必須立即清洗，流程結束時必須進行區域汙染監測。
4257	可吸收傷口縫合裝置 4-0 1/2CIRCLE CV-23 17MM 15CM AS:COVIDIEN VLOCL0803	V-LOC 180 ABSORBABLE WOUND CLOSURE DEVICE 4-0 1/2CIRCLE CV-23 17MM 15CM AS:COVIDIEN VLOCL0803	(1) 不需打結可降低手術時間最高達50%。(2)於腹腔鏡使用可降低手術的困難度。	和使用傳統縫合線或其他縫合產品相同，使用此產品可能產生的不良影響：傷口裂開 (某些部位出現擴張、伸長或膨脹等情況時，無法對傷口提供足夠的支撐)。	本可吸收傷口縫合裝置由倒?單股可吸收線所組成，一端附有手術針，另一端有環狀作用器。倒?裝置與環狀作用器的設計可縫合組織且不需要綁上手術線結節。	一般使用傳統縫合線，在傷口縫合時，必須透過打結來固定縫合線，每個固定點依線體材質會施行3–5個結節，相對的需要較長的施行時間並有機會產生因結節所造成的併發症，如發炎、感染、異物感。	1600	SAY023875001	此縫合裝置不適用於間斷縫合。

4258	"思輯刻"無結可吸收性縫合線 VLP-1002, 0 30CM, TAPER 1/2弧 36MM	"SURGICAL SPECIALTIES" QUILL PDO KNOTLESTISSUE CLOSURE, VARIABLE LOOP VLP-1002, 0 30CM, TAPER 1/2 36MM	用於軟組織的可吸收性縫線，此側刺縫合線適用於腔鏡手術及達文西手術。	可能副作用會有傷口崩裂發生。不良反應包括：因組織血流供應不良而致縫線外露且吸收遲緩、長時間與含鹽液體接觸於尿道或是膽道會產生結石、針頭斷裂造成手術時間延長、再次手術或異物殘留。	採用(Ethylene Oxide)滅菌消毒，請勿重複滅菌。於密閉空間軟組織中，應用在微創傷口，病人恢復期較短。	主要運用在微創手術，在手術過程中，密閉空間使用側刺嵌住軟組織中。健保給付縫合線需打結可能造成組織感染。	3000	SAY029245001	減少與其他材料碰觸，以避免縫線上鉤刺與材料糾結在一起。
4259	"思輯刻"無結可吸收性縫合線 VLP-1006, 0 30CM, RC 1/2弧 36MM	"SURGICAL SPECIALTIES" QUILL PDO KNOTLESTISSUE CLOSURE, VARIABLE LOOP VLP-1006, 0 30CM, RC 1/2 36MM	用於軟組織的可吸收性縫線，此側刺縫合線適用於腔鏡手術及達文西手術。	可能副作用會有傷口崩裂發生。不良反應包括：因組織血流供應不良而致縫線外露且吸收遲緩、長時間與含鹽液體接觸於尿道或是膽道會產生結石、針頭斷裂造成手術時間延長、再次手術或異物殘留。	採用(Ethylene Oxide)滅菌消毒，請勿重複滅菌。於密閉空間軟組織中，應用在微創傷口，病人恢復期較短。	主要運用在微創手術，在手術過程中，密閉空間使用側刺嵌住軟組織中。健保給付縫合線需打結可能造成組織感染。	3000	SAY029245001	減少與其他材料碰觸，以避免縫線上鉤刺與材料糾結在一起。
4260	"思輯刻"無結可吸收性縫合線 VLP-2001, 2-0 45CM, RC 3/8弧 19MM	"SURGICAL SPECIALTIES" QUILL PDO KNOTLESTISSUE CLOSURE, VARIABLE LOOP VLP-2001, 2-0 45CM, RC 3/8 19MM	用於軟組織的可吸收性縫線，此側刺縫合線適用於腔鏡手術及達文西手術。	可能副作用會有傷口崩裂發生。不良反應包括：因組織血流供應不良而致縫線外露且吸收遲緩、長時間與含鹽液體接觸於尿道或是膽道會產生結石、針頭斷裂造成手術時間延長、再次手術或異物殘留。	採用(Ethylene Oxide)滅菌消毒，請勿重複滅菌。於密閉空間軟組織中，應用在微創傷口，病人恢復期較短。	主要運用在微創手術，在手術過程中，密閉空間使用側刺嵌住軟組織中。健保給付縫合線需打結可能造成組織感染。	3000	SAY029245001	減少與其他材料碰觸，以避免縫線上鉤刺與材料糾結在一起。
4261	"思輯刻"無結可吸收性縫合線 VLP-2006, 2-0 20CM, TAPER 1/2弧 26MM	"SURGICAL SPECIALTIES" QUILL PDO KNOTLESTISSUE CLOSURE, VARIABLE LOOP VLP-2006, 2-0 20CM, TAPER 1/2 26MM	用於軟組織的可吸收性縫線，此側刺縫合線適用於腔鏡手術及達文西手術。	可能副作用會有傷口崩裂發生。不良反應包括：因組織血流供應不良而致縫線外露且吸收遲緩、長時間與含鹽液體接觸於尿道或是膽道會產生結石、針頭斷裂造成手術時間延長、再次手術或異物殘留。	採用(Ethylene Oxide)滅菌消毒，請勿重複滅菌。於密閉空間軟組織中，應用在微創傷口，病人恢復期較短。	主要運用在微創手術，在手術過程中，密閉空間使用側刺嵌住軟組織中。健保給付縫合線需打結可能造成組織感染。	3000	SAY029245001	減少與其他材料碰觸，以避免縫線上鉤刺與材料糾結在一起。
4262	"思輯刻"無結可吸收性縫合線 VLP-2011, 2 70CM, RC 1/2弧 40MM	"SURGICAL SPECIALTIES" QUILL PDO KNOTLESTISSUE CLOSURE, VARIABLE LOOP VLP-2011, 2 70CM, RC 1/2 40MM	用於軟組織的可吸收性縫線，此側刺縫合線適用於腔鏡手術及達文西手術。	可能副作用會有傷口崩裂發生。不良反應包括：因組織血流供應不良而致縫線外露且吸收遲緩、長時間與含鹽液體接觸於尿道或是膽道會產生結石、針頭斷裂造成手術時間延長、再次手術或異物殘留。	採用(Ethylene Oxide)滅菌消毒，請勿重複滅菌。於密閉空間軟組織中，應用在微創傷口，病人恢復期較短。	主要運用在微創手術，在手術過程中，密閉空間使用側刺嵌住軟組織中。健保給付縫合線需打結可能造成組織感染。	3000	SAY029245001	減少與其他材料碰觸，以避免縫線上鉤刺與材料糾結在一起。
4263	"思輯刻"無結可吸收性縫合線 VLP-2014, 1 45CM, TAPER 1/2弧 36MM	"SURGICAL SPECIALTIES" QUILL PDO KNOTLESTISSUE CLOSURE, VARIABLE LOOP VLP-2014, 1 45CM, TAPER 1/2 36MM	用於軟組織的可吸收性縫線，此側刺縫合線適用於腔鏡手術及達文西手術。	可能副作用會有傷口崩裂發生。不良反應包括：因組織血流供應不良而致縫線外露且吸收遲緩、長時間與含鹽液體接觸於尿道或是膽道會產生結石、針頭斷裂造成手術時間延長、再次手術或異物殘留。	採用(Ethylene Oxide)滅菌消毒，請勿重複滅菌。於密閉空間軟組織中，應用在微創傷口，病人恢復期較短。	主要運用在微創手術，在手術過程中，密閉空間使用側刺嵌住軟組織中。健保給付縫合線需打結可能造成組織感染。	3000	SAY029245001	減少與其他材料碰觸，以避免縫線上鉤刺與材料糾結在一起。
4264	歐配脊替不透射線骨水泥 OPACITY RADIOPAQUE BONE CEMENT AS:TEKNIMED T040320Z	OPACITY RADIOPAQUE BONE CEMENT AS:TEKNIMED T040320Z	用於經皮椎體成形術之骨水泥填充，較健保現行已給付之骨水泥，其凝固時間較長溫度較低顯影較佳，惟此類病患以骨質疏鬆症造成之椎體骨折占大多數，是否須以椎體成形術進行侵入性治療，或以保守方式治療，在臨床上仍有不同意見，考量本產品價格昂貴，故暫不納入健保給付。	普遍認為會直接或間接引起併發症如:心跳停止、腦血管病變、肺栓塞、心肌梗塞、猝死、血壓降低、短暫心臟傳導障礙，其他執行過程有關之副作用:肋骨神經痛、氣胸、椎跟骨折、骨水泥滲漏至椎間盤間、滲漏至血管系統中、滲漏至軟組織內、因滲漏而壓迫到脊椎導致麻痺或知覺喪失。	用於經皮椎體成形術之骨水泥填充，較健保現行已給付之骨水泥，其凝固時間較長溫度較低顯影較佳，惟此類病患以骨質疏鬆症造成之椎體骨折占大多數，是否須以椎體成形術進行侵入性治療，或以保守方式治療，在臨床上仍有不同意見，考量本產品價格昂貴，故暫不納入健保給付。	用於經皮椎體成形術之骨水泥填充，較健保現行已給付之骨水泥，其操作凝固時間較長、溫度較低、顯影較佳。	32000	FBZ026888001	1.必須由專科醫師操作本產品。2.操作時使用泰克美公司所建議之方式操作。3.使用本產品放射線器之監視非常重要，發現滲漏時須立即停止操作。4.操作前須對病人進行透徹之手術前身體檢查。5.確定手術是通風系統正常運作。6.本產品已滅菌之包裝僅供單次使用。
4265	安度凱爾低溫手術系統冷凍探頭 ENDOCARE RENALCRYO CRYOPROBE 1.7MM AS:HEALTHTRONICS RS-17	ENDOCARE RENALCRYO CRYOPROBE 1.7MM AS:HEALTHTRONICS RS-17	用以幫助不想開刀或不適合開刀的癌症腫瘤病患或放射治療後復發的癌症患者，此系統僅適用於微創經皮方式冷凍消融腫瘤。	作為冷凍消融手術的可能副作用均可能發生，一般不良反應有治療處出血、短期局部疼痛、麻木等，攝護腺腫瘤可能有尿失禁、直腸尿道廔管情形，肺腫瘤可能發生氣胸、肺積水等情形。	專利冷凍探針-可於術中調整(冰球消融範圍1.5~5.0 cm)，電腦斷層或超音波導引之下，經皮穿刺冷凍探針到達治療區域，將周圍組織冰凍於攝氏零下150~180度，利用極低溫來摧毀病變組織。已滅菌產品冷凍探針僅單次使用。本醫材應用範圍如攝護腺、腎、肺、肝、骨、軟組織腫瘤等。	主要運用在微創腫瘤消融手術。能在影像導引下經皮插入冷凍探針到達欲治療區域。傷口小、恢復期縮短、不需要開刀。	67100	TKY025782001	本材不適用於凝血功能不佳的患者，抗凝血功能相關藥物必須術前至少48小時先停止。
4266	安度凱爾低溫手術系統冷凍探頭 ENDOCARE LONG SHAFT RENALCRYO CRYOPROBE 1.7MM AS:HEALTHTRONICS RS-17L	ENDOCARE LONG SHAFT RENALCRYO CRYOPROBE 1.7MM AS:HEALTHTRONICS RS-17L	用以幫助不想開刀或不適合開刀的癌症腫瘤病患或放射治療後復發的癌症患者，此系統僅適用於微創經皮方式冷凍消融腫瘤。	作為冷凍消融手術的可能副作用均可能發生，一般不良反應有治療處出血、短期局部疼痛、麻木等，攝護腺腫瘤可能有尿失禁、直腸尿道廔管情形，肺腫瘤可能發生氣胸、肺積水等情形。	專利冷凍探針-可於術中調整(冰球消融範圍1.5~5.0 cm)，電腦斷層或超音波導引之下，經皮穿刺冷凍探針到達治療區域，將周圍組織冰凍於攝氏零下150~180度，利用極低溫來摧毀病變組織。已滅菌產品冷凍探針僅單次使用。本醫材應用範圍如攝護腺、腎、肺、肝、骨、軟組織腫瘤等。	主要運用在微創腫瘤消融手術。能在影像導引下經皮插入冷凍探針到達欲治療區域。傷口小、恢復期縮短、不需要開刀。	67100	TKY025782001	本材不適用於凝血功能不佳的患者，抗凝血功能相關藥物必須術前至少48小時先停止。
4267	安度凱爾低溫手術系統冷凍探頭 ENDOCARE ROUND ICE PERCRYO CRYOPROBE 1.7MM AS:HEALTHTRONICS PCS-17R	ENDOCARE ROUND ICE PERCRYO CRYOPROBE 1.7MM AS:HEALTHTRONICS PCS-17R	用以幫助不想開刀或不適合開刀的癌症腫瘤病患或放射治療後復發的癌症患者，此系統僅適用於微創經皮方式冷凍消融腫瘤。	作為冷凍消融手術的可能副作用均可能發生，一般不良反應有治療處出血、短期局部疼痛、麻木等，攝護腺腫瘤可能有尿失禁、直腸尿道廔管情形，肺腫瘤可能發生氣胸、肺積水等情形。	專利冷凍探針-可於術中調整(冰球消融範圍1.5~5.0 cm)，電腦斷層或超音波導引之下，經皮穿刺冷凍探針到達治療區域，將周圍組織冰凍於攝氏零下150~180度，利用極低溫來摧毀病變組織。已滅菌產品冷凍探針僅單次使用。本醫材應用範圍如攝護腺、腎、肺、肝、骨、軟組織腫瘤等。	主要運用在微創腫瘤消融手術。能在影像導引下經皮插入冷凍探針到達欲治療區域。傷口小、恢復期縮短、不需要開刀。	67100	TKY025782001	本材不適用於凝血功能不佳的患者，抗凝血功能相關藥物必須術前至少48小時先停止。
4268	安度凱爾低溫手術系統冷凍探頭 ENDOCARE RENALCRYO CRYOPROBE 2.4MM AS:HEALTHTRONICS RS-24	ENDOCARE RENALCRYO CRYOPROBE 2.4MM AS:HEALTHTRONICS RS-24	用以幫助不想開刀或不適合開刀的癌症腫瘤病患或放射治療後復發的癌症患者，此系統僅適用於微創經皮方式冷凍消融腫瘤。	作為冷凍消融手術的可能副作用均可能發生，一般不良反應有治療處出血、短期局部疼痛、麻木等，攝護腺腫瘤可能有尿失禁、直腸尿道廔管情形，肺腫瘤可能發生氣胸、肺積水等情形。	專利冷凍探針-可於術中調整(冰球消融範圍1.5~5.0 cm)，電腦斷層或超音波導引之下，經皮穿刺冷凍探針到達治療區域，將周圍組織冰凍於攝氏零下150~180度，利用極低溫來摧毀病變組織。已滅菌產品冷凍探針僅單次使用。本醫材應用範圍如攝護腺、腎、肺、肝、骨、軟組織腫瘤等。	主要運用在微創腫瘤消融手術。能在影像導引下經皮插入冷凍探針到達欲治療區域。傷口小、恢復期縮短、不需要開刀。	67100	TKY025782001	本材不適用於凝血功能不佳的患者，抗凝血功能相關藥物必須術前至少48小時先停止。
4269	安度凱爾低溫手術系統冷凍探頭 ENDOCARE RENALCRYO CRYOPROBE (OBLONG ICE)3.8MM AS:HEALTHTRONICS R3.8	ENDOCARE RENALCRYO CRYOPROBE (OBLONG ICE)3.8MM AS:HEALTHTRONICS R3.8	用以幫助不想開刀或不適合開刀的癌症腫瘤病患或放射治療後復發的癌症患者，此系統僅適用於微創經皮方式冷凍消融腫瘤。	作為冷凍消融手術的可能副作用均可能發生，一般不良反應有治療處出血、短期局部疼痛、麻木等，攝護腺腫瘤可能有尿失禁、直腸尿道廔管情形，肺腫瘤可能發生氣胸、肺積水等情形。	專利冷凍探針-可於術中調整(冰球消融範圍1.5~5.0 cm)，電腦斷層或超音波導引之下，經皮穿刺冷凍探針到達治療區域，將周圍組織冰凍於攝氏零下150~180度，利用極低溫來摧毀病變組織。已滅菌產品冷凍探針僅單次使用。本醫材應用範圍如攝護腺、腎、肺、肝、骨、軟組織腫瘤等。	主要運用在微創腫瘤消融手術。能在影像導引下經皮插入冷凍探針到達欲治療區域。傷口小、恢復期縮短、不需要開刀。	67100	TKY025782001	本材不適用於凝血功能不佳的患者，抗凝血功能相關藥物必須術前至少48小時先停止。
4270	安度凱爾低溫手術系統冷凍探頭 ENDOCARE RIGHT ANGLE V-PROBE CRYOPROBE AS:HEALTHTRONICS CVA2400RA	ENDOCARE RIGHT ANGLE V-PROBE CRYOPROBE AS:HEALTHTRONICS CVA2400RA (VARIABLE ICE)	用以幫助不想開刀或不適合開刀的癌症腫瘤病患或放射治療後復發的癌症患者，此系統僅適用於微創經皮方式冷凍消融腫瘤。	作為冷凍消融手術的可能副作用均可能發生，一般不良反應有治療處出血、短期局部疼痛、麻木等，攝護腺腫瘤可能有尿失禁、直腸尿道廔管情形，肺腫瘤可能發生氣胸、肺積水等情形。	專利冷凍探針-可於術中調整(冰球消融範圍1.5~5.0 cm)，電腦斷層或超音波導引之下，經皮穿刺冷凍探針到達治療區域，將周圍組織冰凍於攝氏零下150~180度，利用極低溫來摧毀病變組織。已滅菌產品冷凍探針僅單次使用。本醫材應用範圍如攝護腺、腎、肺、肝、骨、軟組織腫瘤等。	主要運用在微創腫瘤消融手術。能在影像導引下經皮插入冷凍探針到達欲治療區域。傷口小、恢復期縮短、不需要開刀。	67100	TKY025782001	本材不適用於凝血功能不佳的患者，抗凝血功能相關藥物必須術前至少48小時先停止。
4272	齲骨固定夾 CONNECT CMF FLAP FIXATOR 15MM AS:CUSMED 9103.0001.15S	CONNECT CMF FLAP FIXATOR 15MM AS:CUSMED 9103.0001.15S	為齲骨固定系統，其用途是在開顱手術後用以固定骨瓣位置或齲骨骨折的固定。	與一般手術有關的風險，如感染、神經損傷、血腫、傷口癒合不佳等。	此為PEEK材質CT上不顯假影，每一包裝皆含小工具，使用操作簡單且方便外，另現有產品皆為一次性使用，此品單一病患可因病況重覆使用，為目前市面上獨有設計。	此品單一病患可因病況重覆使用，為目前市面上獨有設計。	25000	FFZ005390017	至少應放置3個以上的齲骨固定夾以確保穩定性。
4273	齲骨固定夾 CONNECT CMF FLAP FIXATOR 20MM AS:CUSMED 9103.0002.20S	CONNECT CMF FLAP FIXATOR 20MM AS:CUSMED 9103.0002.20S	為齲骨固定系統，其用途是在開顱手術後用以固定骨瓣位置或齲骨骨折的固定。	與一般手術有關的風險，如感染、神經損傷、血腫、傷口癒合不佳等。	此為PEEK材質CT上不顯假影，每一包裝皆含小工具，使用操作簡單且方便外，另現有產品皆為一次性使用，此品單一病患可因病況重覆使用，為目前市面上獨有設計。	此品單一病患可因病況重覆使用，為目前市面上獨有設計。	35000	FFZ005390019	至少應放置3個以上的齲骨固定夾以確保穩定性。
4274	奈芙輸尿管導入套管組 11/13FR×36CM AS:波士頓科技M0062502220	NAVIGATOR HD URETERAL ACCESS SHEATH SET11/13FR×36CM AS:BOSTON SCIENTIFIC M0062502220	1.以幫助內視鏡手術之器械通過，及用於注射液體到泌尿道內。2. 保護輸尿管及內視鏡手術之器械。	1.禁忌進行逆行泌尿科手術的患者。2.禁忌進行順行性泌尿科手術的患者，包括但不限於因凝血症或使用抗凝血藥物而導致凝血功能異常的患者。3.存在限制器械使用過緊狹窄的患者。4.存在較大的梗阻性遠端輸尿管結石的患者	本產品由內部的錐形擴張器及外鞘構成。可以在導線上前推輸尿管鞘，目的為泌尿科手術器械建立通路。	目前市面上無健保給付品項。	12000	CKZ025118002	無

4275	奈芙輸尿管導入套管組 12/14FR×36CM AS:BOSTON SCIENTIFIC M0062502250	NAVIGATOR HD URETERAL ACCESS SHEATH SET12/14FR×36CM AS:BOSTON SCIENTIFIC M0062502250	1.以幫助內視鏡手術之器械通過，及用於注射液體到泌尿道內。2. 保護輸尿管及內視鏡手術之器械。	1.禁忌進行逆行泌尿科手術的患者。2.禁忌進行順行性泌尿科手術的患者，包括但不限於因凝血症或使用抗凝血藥物而導致凝血功能異常的患者。3.存在限制器械使用過緊狹窄的患者。4.存在較大的梗阻性遠端輸尿管結石的患者	本產品由內部的錐形擴張器及外鞘構成。可以在導線上前推輸尿管鞘，目的為泌尿科手術器械建立通路。	目前市面上無健保給付品項。	12000	CKZ025118002	無
4276	音司停內視鏡止血夾 OD:2.8MM導管長230公分夾子打開16MM AS:COOK INSC-7-230	INSTINCT ENDOSCOPIC HEMOCLIP OD:2.8MM.LENTH:230CM CLIP OPEN:16MM AS:COOK INSC-7-230	本產品是透過內視鏡來置放於胃腸管內，主要目的可作為內視鏡標記及止血用途。	包括腸胃內視鏡和內視鏡止血，但不限於：穿孔、出血、呼吸、發熱、感染、對治療過敏、低血壓、呼吸衰竭或停止、心律不整或心跳停止、吐血、吞嚥困難、呼吸肺炎、傷口裂開、輕微急性組織發炎反應、暫時局部發炎、夾子移到體管、解剖位置破壞。	市場上最大尺寸16mm cup 可旋轉。	無	5180	SSZ026314001	無
4277	佛朗借眼努恰卡淚囊通管組 FCI NUNCHAKU LACRIMAL INTUBATION SETS AS：FCI SAS S1.1371	FCI NUNCHAKU LACRIMAL INTUBATION SETS AS：FCI SAS S1.1371	用於1.淚小管病變(狹窄/梗阻)2.淚囊鼻腔吻合術(標準或鐳射)3.先天性淚道阻塞，作為引導裝置，允許眼淚通過毛細管作用排出。	任何手術有因其使用材料所引起的副作用。	淚管病變或先天性鼻淚管阻塞或淚囊鼻腔吻合術後雙淚管鼻淚管支撐用，自附導針，植入簡易，特殊設計鼻腔內不須打結,降低侵入性，縮短手術時間。	無	8710	TBZ027038001	此器材為一次性使用，不可被重新消毒。
4278	佛朗借眼努恰卡淚囊通管組 FCI NUNCHAKU LACRIMAL INTUBATION SETS AS:FCI SAS S1.1361	FCI NUNCHAKU LACRIMAL INTUBATION SETS AS:FCI SAS S1.1361	用於1.淚小管病變(狹窄/梗阻)2.淚囊鼻腔吻合術(標準或鐳射)3.先天性淚道阻塞，作為引導裝置，允許眼淚通過毛細管作用排出。	任何手術有因其使用材料所引起的副作用。	淚管病變或先天性鼻淚管阻塞或淚囊鼻腔吻合術後雙淚管鼻淚管支撐用，自附導針，植入簡易，特殊設計鼻腔內不須打結,降低侵入性，縮短手術時間。	無	8710	TBZ027038001	此器材為一次性使用，不可被重新消毒。
4279	佛朗借眼馬斯特卡淚囊通管組 FCI MASTERKA LACRIMAL INTUBATION SETS AS:FCI S.A.S. /S1.1608	FCI MASTERKA LACRIMAL INTUBATION SETS AS:FCI S.A.S. /S1.1608	用於患有先天性淚管阻塞(Hasner式瓣膜狹窄)的患者進行治療。(適用年齡為12個月以上之對象)，自附導針穿過淚點到鼻淚管，減低各種合併症。	任何手術有因其使用材料所引起的副作用。	自附導針單支架設計，導針將矽質管導入鼻淚管後移除，不會損傷鼻腔或黏膜，方便安全。	無	9875	TBZ028112001	此器材為一次性使用，不可被重新消毒。
4280	佛朗借眼馬斯特卡淚囊通管組 FCI MASTERKA LACRIMAL INTUBATION SETS AS:FCI S.A.S. /S1.1609	FCI MASTERKA LACRIMAL INTUBATION SETS AS:FCI S.A.S. /S1.1609	用於患有先天性淚管阻塞(Hasner式瓣膜狹窄)的患者進行治療。(適用年齡為13個月以上之對象)，自附導針穿過淚點到鼻淚管，減低各種合併症。	任何手術有因其使用材料所引起的副作用。	自附導針單支架設計，導針將矽質管導入鼻淚管後移除，不會損傷鼻腔或黏膜，方便安全。	無	9875	TBZ028112001	此器材為一次性使用，不可被重新消毒。
4281	安度凱爾低溫手術系統冷凍探頭 ENDOCARE LONG SHAFT RENALCRYO CRYOPROBE 2.4MM AS:HEALTHTRONICS RS-24L	ENDOCARE LONG SHAFT RENALCRYO CRYOPROBE 2.4MM AS:HEALTHTRONICS RS-24L	用以幫助不想開刀或不適合開刀的癌症腫瘤病患或放射治療後復發的癌症患者。此系統僅適用於微創經皮方式冷凍消融腫瘤。	作為冷凍消融手術的可能副作用均可能發生。一般不良反應有治療處出血、短期局部疼痛、麻木等。攝護腺腫瘤可能有尿失禁、直腸尿道廔管情形。肺腫瘤可能發生氣胸、肺積水等情形。	專利冷凍探針-可於術中調整(冰球消融範圍1.5~5.0 cm)，電腦斷層或超音波導引之下，經皮穿刺冷凍探針到達治療區域，將周圍組織冰凍於攝氏零下150~180度，利用極低溫來摧毀病變組織。已滅菌產品冷凍探針僅單次使用。本醫材應用範圍如攝護腺、腎、肺、肝、骨、軟組織腫瘤等。	主要運用在微創腫瘤消融手術。能在影像導引下經皮插入冷凍探針到達欲治療區域。傷口小，恢復期縮短、不需要開刀。	67100	TKY025782001	本材不適用於凝血功能不佳的患者，抗凝血功能相關藥物必須術前至少48小時先停止。
4282	利嘉修爾馬里蘭鉗口單一步驟閉合器/切割器 5MM-37CM AS:COVIDIEN LF 1737	LIGASU MARYLAND JAW OPEN SEALER/DIVIDER 5MM-37CM AS:COVIDIEN LF 1737	本產品是一種雙極電外科器械，需與Force Triad能量平台配合使用。用於血管、淋巴與組織需要結紮和切割的一般外科、婦科手術，可用於閉合7mm以下血管、淋巴及組織束。其他適用範圍包括泌尿外科、血管外科、胸腔外科及胸腔鏡手術。	無	本產品是一種雙極電外科器械，需與Force Triad能量平台配合使用。用於血管、淋巴與組織需要結紮和切割的一般外科、婦科手術，可用於閉合7mm以下血管、淋巴及組織束。其他適用範圍包括泌尿外科、血管外科、胸腔外科及胸腔鏡手術。	無健保同等品項	28000	SAY027143001	1.本產品為單次使用器械，本產品只在單次使用的情況下做過評估與試驗，請勿重複使用、加工及滅菌。2.除既定用途外,不得應用於其他用途。3.本產品需由專業外科醫師操作使用，使用前請詳讀操作方法及禁忌症。
4283	奈芙輸尿管導入套管組 12/14FR×46CM AS:BOSTON SCIENTIFIC M0062502260	NAVIGATOR HD URETERAL ACCESS SHEATH SET12/14FR×46CM AS:BOSTON SCIENTIFIC M0062502260	1.以幫助內視鏡手術之器械通過，及用於注射液體到泌尿道內。2. 保護輸尿管及內視鏡手術之器械。	1.禁忌進行逆行泌尿科手術的患者。2.禁忌進行順行性泌尿科手術的患者，包括但不限於因凝血症或使用抗凝血藥物而導致凝血功能異常的患者。3.存在限制器械使用過緊狹窄的患者。4.存在較大的梗阻性遠端輸尿管結石的患者	本產品由內部的錐形擴張器及外鞘構成。可以在導線上前推輸尿管鞘，目的為泌尿科手術器械建立通路。	目前市面上無健保給付品項。	12000	CKZ025118002	無
4284	佛朗借眼馬斯特卡淚囊通管組 FCI MASTERKA LACRIMAL INTUBATION SETS AS:FCI S.A.S. /S1.1610	FCI MASTERKA LACRIMAL INTUBATION SETS AS:FCI S.A.S. /S1.1610	用於患有先天性淚管阻塞(Hasner式瓣膜狹窄)的患者進行治療。(適用年齡為14個月以上之對象)，自附導針穿過淚點到鼻淚管，減低各種合併症。	任何手術有因其使用材料所引起的副作用。	自附導針單支架設計，導針將矽質管導入鼻淚管後移除，不會損傷鼻腔或黏膜，方便安全。	無	9875	TBZ028112001	此器材為一次性使用，不可被重新消毒。
4285	超音波骨刀鈍型長彎 BONE SCALPEL BLUNT BLADE LONG CURVED 20MM AS:MISONIX MXB-20LC	BONE SCALPEL BLUNT BLADE LONG CURVED 20MM AS:MISONIX MXB-20LC	目前健保給付品項中無此類特材，若以傳統工具手術需要手術時間長、失血量多，易造成骨細胞損壞、骨頭塌陷及周圍組織神經及血管受損等的風險。	過低的給水速率可能造成組織的灼傷。	可使用於外科手術程序中對於硬化組織的振盪移除，而不傷害周圍神經及血管，和進行精密截骨手術，而切骨面完整減少手術中骨細胞破壞和血液的流失，並有效減少手術時間。	本產品最主要是能降低術中出血量，減少骨頭流失並縮短手術時間，減少骨頭受損，使病人恢復時間較快且安全性較高。	31000	TKY023677001	1.此產品為單次使用滅菌包裝，使用前請檢查外包裝上有效日期、外觀完整性。2.此產品需搭配超音波手術系統-沖洗管路共同使用，使用過程中不可關閉沖水。
4286	超音波骨刀磨頭 BONE SCALPEL MICRO HOOK DIAMOND SHAVER 4.0MM AS:MISONIX MXB-S3	BONE SCALPEL MICRO HOOK DIAMOND SHAVER 4.0MM AS:MISONIX MXB-S3	目前健保給付品項中無此類特材，若以傳統工具手術需要手術時間長、失血量多，易造成骨細胞損壞、骨頭塌陷及周圍組織神經及血管受損等的風險。	過低的給水速率可能造成組織的灼傷。	可使用於外科手術程序中對於硬化組織的振盪移除，而不傷害周圍神經及血管，和進行精密截骨手術，而切骨面完整減少手術中骨細胞破壞和血液的流失，並有效減少手術時間。	本產品最主要是能降低術中出血量，減少骨頭流失並縮短手術時間，減少骨頭受損，使病人恢復時間較快且安全性較高。	31000	TKY023677001	1.此產品為單次使用滅菌包裝，使用前請檢查外包裝上有效日期、外觀完整性。2.此產品需搭配超音波手術系統-沖洗管路共同使用，使用過程中不可關閉沖水。
4287	康富脊CONFIDENCE SPINAL CEMENT SYSTEM(配件廠商無價提供) AS:CONFIDENCE 283910000	CONFIDENCE SPINAL CEMENT SYSTEM AS:CONFIDENCE 283910000	適用於脊椎骨水泥的經皮輸送，以利椎體成型術或椎體後凸成型術過程中固定椎骨體病理性骨折。	過敏、疼痛、感染發炎。	1.超高黏稠度，不易滲漏，降低肺栓塞。2.液壓式推進器，精準掌握流向。3.延長式的器具，保護作業人員安全。	無	98000	FBZ028224001	1.只能有取得醫師資格並受過脊柱骨水泥手術應用培訓的醫師使用，且手術前，需對患者進行全面的術前檢查。2.開始注射前，需確保粉末和液體部份已充分混合。3.液態單體極易損壞又極易燃，手術室應通風良好，以最大限度減少單體蒸氣。
4288	刺激迷走神經治療系統導線 VNS THERAPY SYSTEM PERENNIADURA LEAD AS:CYBERONICS MODEL 303	VNS THERAPY SYSTEM PERENNIADURA LEAD AS:CYBERONICS MODEL 303	導線將電訊號從脈衝產生器送至迷走神經，以矽材絕緣。VNS所有周邊品項至今皆未納入健保，因此必須自費。	脈衝電流可能造成病人不舒適的直流電刺激。此外，任何一項手術都不可避免有傷口感染之風險。	針對頑固型癲癇病患，採用無須開腦之方式，在胸口安裝一電池，發送電刺激至左頸部的迷走神經，然後由迷走神經發出的電刺激傳入大腦，以此減少引起癲癇的不規則放電。	無健保替代品	208000	S2023003005	1.有安裝VNS的患者，在作核磁造影前必須先將電流關閉。2.過度的負載週期刺激可能造成部分神經的纖維化或退化傷害。
4289	刺激迷走神經治療系統 VNS THERAPY SYSTEM AS:CYBERONICS MODEL 102+303+402	VNS THERAPY SYSTEM AS:CYBERONICS MODEL 102+303+402	VNS套組，此產品及其周邊品項至今皆未納入健保，因此必須自費。	脈衝電流可能造成病人不舒適的直流電刺激。此外，任何一項手術都不可避免有傷口感染之風險。	針對頑固型癲癇病患，採用無須開腦之方式，在胸口安裝一電池，發送電刺激至左頸部的迷走神經，然後由迷走神經發出的電刺激傳入大腦，以此減少引起癲癇的不規則放電。	無健保替代品	760000	S2023003011	1.有安裝VNS的患者，在作核磁造影前必須先將電流關閉。3.過度的負載週期刺激可能造成部分神經的纖維化或退化傷害。
4290	刺激迷走神經治療系統 VNS THERAPY SYSTEM AS:CYBERONICS MODEL 103+303+402	VNS THERAPY SYSTEM AS:CYBERONICS MODEL 103+303+402	VNS套組，此產品及其周邊品項至今皆未納入健保，因此必須自費。	脈衝電流可能造成病人不舒適的直流電刺激。此外，任何一項手術都不可避免有傷口感染之風險。	針對頑固型癲癇病患，採用無須開腦之方式，在胸口安裝一電池，發送電刺激至左頸部的迷走神經，然後由迷走神經發出的電刺激傳入大腦，以此減少引起癲癇的不規則放電。	無健保替代品	970000	S2023003012	1.有安裝VNS的患者，在作核磁造影前必須先將電流關閉。4.過度的負載週期刺激可能造成部分神經的纖維化或退化傷害。
4291	互鎖式轉子順行髓內釘 TROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL 135 LEFT 13MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 71637438	TROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL 135 LEFT 13MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 71637438	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整,而且不會感到凸出,復原期間短, 大大少住院時間和費用。	無	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整,而且不會感到凸出,復原期間短, 大大少住院時間和費用。	本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定, 髓內釘系固定解剖形態符合生體力學,切口小微創本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品。	85000	FBZ022213006	無
4292	互鎖式轉子順行髓內釘 TROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL 135 LEFT 13MMX40CM AS:SMITH & NEPHEW 71637440	TROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL 135 LEFT 13MMX40CM AS:SMITH & NEPHEW 71637440	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整,而且不會感到凸出,復原期間短, 大大少住院時間和費用。	無	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整,而且不會感到凸出,復原期間短, 大大少住院時間和費用。	本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定, 髓內釘系固定解剖形態符合生體力學,切口小微創本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品。	85000	FBZ022213006	無

4293	互鎖式轉子順行髓內釘 TROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL 135 LEFT 13MMX42CM AS:SMITH & NEPHEW 71637442	TROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL 135 LEFT 13MMX42CM AS:SMITH & NEPHEW 71637442	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短, 大大少住院時間和費用。	無	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短, 大大少住院時間和費用。	本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定, 髓內釘系固定解剖形態符合生體力學,切口小微創本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品。	85000	FBZ022213006	無
4294	互鎖式轉子順行髓內釘 TROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL 135 LEFT 13MMX44CM AS:SMITH & NEPHEW 71637444	TROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL 135 LEFT 13MMX44CM AS:SMITH & NEPHEW 71637444	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短, 大大少住院時間和費用。	無	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短, 大大少住院時間和費用。	本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定, 髓內釘系固定解剖形態符合生體力學,切口小微創本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品。	85000	FBZ022213006	無
4295	互鎖式轉子順行髓內釘 TROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL 135 LEFT 13MMX46CM AS:SMITH & NEPHEW 71637446	TROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL 135 LEFT 13MMX46CM AS:SMITH & NEPHEW 71637446	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短, 大大少住院時間和費用。	無	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短, 大大少住院時間和費用。	本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定, 髓內釘系固定解剖形態符合生體力學,切口小微創本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品。	85000	FBZ022213006	無
4296	互鎖式轉子順行髓內釘 TROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL 135 RIGHT 13MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 71638438	TROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL 135 RIGHT 13MMX38CM AS:SMITH & NEPHEW 71638438	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短, 大大少住院時間和費用。	無	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短, 大大少住院時間和費用。	本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定, 髓內釘系固定解剖形態符合生體力學,切口小微創本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品。	85000	FBZ022213006	無
4297	互鎖式轉子順行髓內釘 TROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL 135 RIGHT 13MMX40CM AS:SMITH & NEPHEW 71638440	TROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL 135 RIGHT 13MMX40CM AS:SMITH & NEPHEW 71638440	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短, 大大少住院時間和費用。	無	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短, 大大少住院時間和費用。	本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定, 髓內釘系固定解剖形態符合生體力學,切口小微創本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品。	85000	FBZ022213006	無
4298	互鎖式轉子順行髓內釘 TROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL 135 RIGHT 13MMX42CM AS:SMITH & NEPHEW 71638442	TROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL 135 RIGHT 13MMX42CM AS:SMITH & NEPHEW 71638442	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短, 大大少住院時間和費用。	無	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短, 大大少住院時間和費用。	本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定, 髓內釘系固定解剖形態符合生體力學,切口小微創本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品。	85000	FBZ022213006	無
4299	互鎖式轉子順行髓內釘 TROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL 135 RIGHT 13MMX44CM AS:SMITH & NEPHEW 71638444	TROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL 135 RIGHT 13MMX44CM AS:SMITH & NEPHEW 71638444	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短, 大大少住院時間和費用。	無	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短, 大大少住院時間和費用。	本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定, 髓內釘系固定解剖形態符合生體力學,切口小微創本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品。	85000	FBZ022213006	無
4300	互鎖式轉子順行髓內釘 TROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL 135 RIGHT 13MMX46CM AS:SMITH & NEPHEW 71638446	TROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL 135 RIGHT 13MMX46CM AS:SMITH & NEPHEW 71638446	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短, 大大少住院時間和費用。	無	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短, 大大少住院時間和費用。	本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定, 髓內釘系固定解剖形態符合生體力學,切口小微創本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品。	85000	FBZ022213006	無
4301	股骨逆行髓內釘 META NAIL 13MMX30CM AS:SMITH & NEPHEW 71653430	META NAIL 13MMX30CM AS:SMITH & NEPHEW 71653430	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短, 大大少住院時間和費用。	無	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短, 大大少住院時間和費用。	本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定, 髓內釘系固定解剖形態符合生體力學,切口小微創本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品。	85000	FBZ022213002	無
4302	股骨逆行髓內釘 META NAIL 13MMX32CM AS:SMITH & NEPHEW 71653432	META NAIL 13MMX32CM AS:SMITH & NEPHEW 71653432	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短, 大大少住院時間和費用。	無	本案解剖型順子內固定特材符合生體力學，為用微創手術方法植入切口小，組織破壞少質輕易用穩定,解剖形態拘括管徑、角度、長度每2公分間度規格完整.而且不會感到凸出,復原期間短, 大大少住院時間和費用。	本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定, 髓內釘系固定解剖形態符合生體力學,切口小微創本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品。	85000	FBZ022213002	無
4303	歐瑟菲斯脊椎骨折重建系統 OSSEOFIX SPINAL FRACTURE REDUCTION SYSTEM 4.5X26.4MM AS:ALPHATEC 21298-45	OSSEOFIX SPINAL FRACTURE REDUCTION SYSTEM 4.5X26.4MM AS:ALPHATEC 21298-45	本品為鈦合金植入物，透過提供內固定穩定及搭配骨水泥使用，能助於脊椎壓縮性骨折的治療。	不良反應包括：對植入物產生過敏反應等副作用。	本品為鈦合金植入物，可適當的撐起受傷側塌之椎體，使其有效的恢復生理角度和高度，並促進鬆質骨和骨水泥的相互融合，以減少受傷椎體之硬力集中，並降低鄰近節段椎間盤加速退化和病變之風險。	本品與現有健保方式相比較下，於灌注骨水泥前先行使用本品可適當的撐起受傷側塌之椎體，使其有效的恢復生理角度和高度並促進鬆質骨和骨水泥的相互融合，以減少受傷椎體之硬力集中並降低鄰近節段椎間盤加速退化和病變之風險。	122000	FBZ026334001	本產品屬於單次使用設備，在任何情況下都不應重複使用。本產品植入物植入套管應於骨水泥輸送至植入物15分鐘內移除。
4304	歐瑟菲斯脊椎骨折重建系統 OSSEOFIX SPINAL FRACTURE REDUCTION SYSTEM 5.5X30.0MM AS:ALPHATEC 21298-55	OSSEOFIX SPINAL FRACTURE REDUCTION SYSTEM 5.5X30.0MM AS:ALPHATEC 21298-55	本品為鈦合金植入物，透過提供內固定穩定及搭配骨水泥使用，能助於脊椎壓縮性骨折的治療。	不良反應包括：對植入物產生過敏反應等副作用。	本品為鈦合金植入物，可適當的撐起受傷側塌之椎體，使其有效的恢復生理角度和高度，並促進鬆質骨和骨水泥的相互融合，以減少受傷椎體之硬力集中，並降低鄰近節段椎間盤加速退化和病變之風險。	本品與現有健保方式相比較下，於灌注骨水泥前先行使用本品可適當的撐起受傷側塌之椎體，使其有效的恢復生理角度和高度並促進鬆質骨和骨水泥的相互融合，以減少受傷椎體之硬力集中並降低鄰近節段椎間盤加速退化和病變之風險。	122000	FBZ026334001	本產品屬於單次使用設備，在任何情況下都不應重複使用。本產品植入物植入套管應於骨水泥輸送至植入物15分鐘內移除。
4305	歐瑟菲斯骨水泥 OSSEOFIX+ RADIOPAQUE BONE CEMENT AS:ALPHATEC 21390	OSSEOFIX+ RADIOPAQUE BONE CEMENT AS:ALPHATEC 21390	本產品可透過椎體形成術或椎體後凸成形術來達到椎體病理性骨折的固定。	1.骨水泥滲漏風險。2.對骨水泥過敏或有其他的反應。	本品與健保品相較下含有45% Zirconium dioxide，具有射線高不透性，可在X ray下顯影，術中較容易監控，且骨水泥PMMA溢出的風險更小，避免因骨質破損後骨水泥外漏造成神經、血管損傷，且本品另添加HA有助於鬆質骨長人，提升穩定度。	本品與現有健保品項相比較下，具可顯影，高黏度和不易滲漏之特性，減少因骨水泥的流動，造成神經傷害。另添加HA，有助於鬆質骨長人，提升穩定度。	24000	FBZ026894001	1.術後需遵照醫師的指示，嚴格執行並保護傷處。2.術後需定期檢查追蹤。3.潛在風險包含：感染；過敏或有其他反應。
4306	伏血凝止血劑 FLOSEAL HEMOSTATIC MATRIX 5ML AS:BAXTER 1503350	FLOSEAL HEMOSTATIC MATRIX 5ML AS:BAXTER 1503350	除眼科手術外，伏血凝止血劑可作為手術過程中，當結紮術止血法或傳統的止血方式都不可行時的止血輔助物。(適用於各種形式止血)	如同其他的血漿製品，極少數人有可能產生過敏反應。臨床試驗過程中，未曾有因使用相同人類凝血?成份的不同產品，而產生不良反應的報告。輕微的不良反應可以抗組織胺來處理。嚴重低血壓反應需要立即以當前的休克處理準則介入處理。	1.為一種凝膠和凝血?基質，用於滲血到填血狀況的止血。2.針對組織出血能快速有效的止血。3.不須身體凝血因子就能達到止血效果。4.只限用於止血功能。5.符合生理性，6至8週即可被人體吸收。	止血棉：止血時間長易影響手術品質，且移除後有再出血的疑慮。Floseal能針對組織出血快速有效止血。	15600	TTZ020377001	1.勿注射或壓縮本產品入血管內。勿使用本產品於夾緊的血管或無活動血流的部位，否則可能導致廣泛性的血管凝結或死亡。2.為避免產生致死性的過敏性反應及血栓性栓塞的風險，請勿將本產品注射到血管或組織中。3.已知對牛來源物質過敏的病人，勿使用本產品。
4307	伏血凝止血劑 FLOSEAL HEMOSTATIC MATRIX 10ML AS:BAXTER 1503352	FLOSEAL HEMOSTATIC MATRIX 10ML AS:BAXTER 1503352	除眼科手術外，伏血凝止血劑可作為手術過程中，當結紮術止血法或傳統的止血方式都不可行時的止血輔助物。(適用於各種形式止血)	如同其他的血漿製品，極少數人有可能產生過敏反應。臨床試驗過程中，未曾有因使用相同人類凝血?成份的不同產品，而產生不良反應的報告。輕微的不良反應可以抗組織胺來處理。嚴重低血壓反應需要立即以當前的休克處理準則介入處理。	1.為一種凝膠和凝血?基質，用於滲血到填血狀況的止血。2.針對組織出血能快速有效的止血。3.不須身體凝血因子就能達到止血效果。4.只限用於止血功能。5.符合生理性，6至8週即可被人體吸收。	止血棉：止血時間長易影響手術品質，且移除後有再出血的疑慮。Floseal能針對組織出血快速有效止血。	27500	TTZ020377002	1.勿注射或壓縮本產品入血管內。勿使用本產品於夾緊的血管或無活動血流的部位，否則可能導致廣泛性的血管凝結或死亡。2.為避免產生致死性的過敏性反應及血栓性栓塞的風險，請勿將本產品注射到血管或組織中。3.已知對牛來源物質過敏的病人，勿使用本產品。
4308	內視鏡應用導管 BAXTER ENDOSCOPIC APPLICATOR AS:MICROMEDICS,INC 0600125	BAXTER ENDOSCOPIC APPLICATOR AS:MICROMEDICS,INC 0600125	此配件僅適用於主產品Floseal 使用。	目前無已知副作用。	內視鏡應用導管的用途在於將止血劑經由5毫米或更大的套管針傳送到手術出血部份。	僅適用搭配主產品Floseal品項使用。	3000	TTZ025600001	1.若有損毀，請勿使用。2.嚴禁使用空氣(而非穿刺針)的推進力去擠壓止血劑。3.僅能單次使用。
4309	英比頸椎人工椎間盤組 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS T2 13X15X4.5MMX0° AS:LDR MB2354	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS T2 13X15X4.5MMX0° AS:LDR MB2354	頸椎椎間盤置換，術後可保留椎間盤活動性，避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動，相鄰節段椎間盤因為補償機制，負荷過大而引發繼發性退化的風險。也無施行融合手術有術後不融合，而須再次手術的可能，目前因?材料價格較高，健保無給付。	與人工椎間盤置換術直接相關的風險是人工椎間盤的移位，可能在術後很多年以後才發生，而且機率極小。	最新治療方法，術後可保留椎間盤活動性，避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動，相鄰節段椎間盤因為補償機制，負荷過大而引發繼發性退化的風險。也無施行融合手術有術後不融合，而須再次手術的可能。	術後可保留椎間盤活動性，降低相鄰節段椎間盤因為補償機制，負荷過大而引發繼發性退化的機率。術後無須長期配戴頸圈，恢復迅速，可以及早回復正常生活和工作。	242000	FBZ020327001	本產品是為單次使用，不可重覆滅菌。包裝若被破壞，請勿使用。若包裝上標示的有效期限已過，請勿使用。

4310	莫比頸椎人工椎間盤組 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS T2 13X15X5MMX0° AS:LDR MB2355	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS T2 13X15X5MMX0° AS:LDR MB2355	頸椎椎間盤置換．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．目前因?材料價格較高．健保無給付．	與人工椎間盤置換術直接相關的風險是人工椎間盤的移位．可能在術後很多年以後才發生．而且機率極小．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	242000	FBZ020327001	本產品是為單次使用．不可重覆滅菌．包裝若被破壞．請勿使用．若包裝上標示的有效期限已過．請勿使用．
4311	莫比頸椎人工椎間盤組 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS T2 13X15X6MMX0° AS:LDR MB2356	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS T2 13X15X6MMX0° AS:LDR MB2356	頸椎椎間盤置換．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．目前因?材料價格較高．健保無給付．	與人工椎間盤置換術直接相關的風險是人工椎間盤的移位．可能在術後很多年以後才發生．而且機率極小．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	242000	FBZ020327001	本產品是為單次使用．不可重覆滅菌．包裝若被破壞．請勿使用．若包裝上標示的有效期限已過．請勿使用．
4312	莫比頸椎人工椎間盤組 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS T2 13X15X7MMX0° AS:LDR MB2357	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS T2 13X15X7MMX0° AS:LDR MB2357	頸椎椎間盤置換．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．目前因?材料價格較高．健保無給付．	與人工椎間盤置換術直接相關的風險是人工椎間盤的移位．可能在術後很多年以後才發生．而且機率極小．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	242000	FBZ020327001	本產品是為單次使用．不可重覆滅菌．包裝若被破壞．請勿使用．若包裝上標示的有效期限已過．請勿使用．
4313	莫比頸椎人工椎間盤組 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS T4 13X17X4.5MMX0° AS:LDR MB2374	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS T4 13X17X4.5MMX0° AS:LDR MB2374	頸椎椎間盤置換．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．目前因?材料價格較高．健保無給付．	與人工椎間盤置換術直接相關的風險是人工椎間盤的移位．可能在術後很多年以後才發生．而且機率極小．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	242000	FBZ020327001	本產品是為單次使用．不可重覆滅菌．包裝若被破壞．請勿使用．若包裝上標示的有效期限已過．請勿使用．
4314	莫比頸椎人工椎間盤組 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS T4 13X17X5MMX0° AS:LDR MB2375	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS T4 13X17X5MMX0° AS:LDR MB2375	頸椎椎間盤置換．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．目前因?材料價格較高．健保無給付．	與人工椎間盤置換術直接相關的風險是人工椎間盤的移位．可能在術後很多年以後才發生．而且機率極小．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	242000	FBZ020327001	本產品是為單次使用．不可重覆滅菌．包裝若被破壞．請勿使用．若包裝上標示的有效期限已過．請勿使用．
4315	莫比頸椎人工椎間盤組 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS T4 13X17X6MMX0° AS:LDR MB2376	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS T4 13X17X6MMX0° AS:LDR MB2376	頸椎椎間盤置換．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．目前因?材料價格較高．健保無給付．	與人工椎間盤置換術直接相關的風險是人工椎間盤的移位．可能在術後很多年以後才發生．而且機率極小．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	242000	FBZ020327001	本產品是為單次使用．不可重覆滅菌．包裝若被破壞．請勿使用．若包裝上標示的有效期限已過．請勿使用．
4316	莫比頸椎人工椎間盤組 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS T4 13X17X7MMX0° AS:LDR MB2377	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS T4 13X17X7MMX0° AS:LDR MB2377	頸椎椎間盤置換．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．目前因?材料價格較高．健保無給付．	與人工椎間盤置換術直接相關的風險是人工椎間盤的移位．可能在術後很多年以後才發生．而且機率極小．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	242000	FBZ020327001	本產品是為單次使用．不可重覆滅菌．包裝若被破壞．請勿使用．若包裝上標示的有效期限已過．請勿使用．
4317	莫比頸椎人工椎間盤組 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 15X15X4.5MMX0° AS:LDR MB2554	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 15X15X4.5MMX0° AS:LDR MB2554	頸椎椎間盤置換．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．目前因?材料價格較高．健保無給付．	與人工椎間盤置換術直接相關的風險是人工椎間盤的移位．可能在術後很多年以後才發生．而且機率極小．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	242000	FBZ020327001	本產品是為單次使用．不可重覆滅菌．包裝若被破壞．請勿使用．若包裝上標示的有效期限已過．請勿使用．
4318	莫比頸椎人工椎間盤組 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 15X15X5MMX0° AS:LDR MB2555	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 15X15X5MMX0° AS:LDR MB2555	頸椎椎間盤置換．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．目前因?材料價格較高．健保無給付．	與人工椎間盤置換術直接相關的風險是人工椎間盤的移位．可能在術後很多年以後才發生．而且機率極小．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	242000	FBZ020327001	本產品是為單次使用．不可重覆滅菌．包裝若被破壞．請勿使用．若包裝上標示的有效期限已過．請勿使用．
4319	莫比頸椎人工椎間盤組 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 15X15X6MMX0° AS:LDR MB2556	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 15X15X6MMX0° AS:LDR MB2556	頸椎椎間盤置換．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．目前因?材料價格較高．健保無給付．	與人工椎間盤置換術直接相關的風險是人工椎間盤的移位．可能在術後很多年以後才發生．而且機率極小．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	242000	FBZ020327001	本產品是為單次使用．不可重覆滅菌．包裝若被破壞．請勿使用．若包裝上標示的有效期限已過．請勿使用．
4320	莫比頸椎人工椎間盤組 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 15X15X7MMX0° AS:LDR MB2557	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 15X15X7MMX0° AS:LDR MB2557	頸椎椎間盤置換．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．目前因?材料價格較高．健保無給付．	與人工椎間盤置換術直接相關的風險是人工椎間盤的移位．可能在術後很多年以後才發生．而且機率極小．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	242000	FBZ020327001	本產品是為單次使用．不可重覆滅菌．包裝若被破壞．請勿使用．若包裝上標示的有效期限已過．請勿使用．
4321	莫比頸椎人工椎間盤組 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS T6 15X17X4.5MMX0° AS:LDR MB2574	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS T6 15X17X4.5MMX0° AS:LDR MB2574	頸椎椎間盤置換．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．目前因?材料價格較高．健保無給付．	與人工椎間盤置換術直接相關的風險是人工椎間盤的移位．可能在術後很多年以後才發生．而且機率極小．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	242000	FBZ020327001	本產品是為單次使用．不可重覆滅菌．包裝若被破壞．請勿使用．若包裝上標示的有效期限已過．請勿使用．
4322	莫比頸椎人工椎間盤組 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS T6 15X17X5MMX0° AS:LDR MB2575	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS T6 15X17X5MMX0° AS:LDR MB2575	頸椎椎間盤置換．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．目前因?材料價格較高．健保無給付．	與人工椎間盤置換術直接相關的風險是人工椎間盤的移位．可能在術後很多年以後才發生．而且機率極小．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	242000	FBZ020327001	本產品是為單次使用．不可重覆滅菌．包裝若被破壞．請勿使用．若包裝上標示的有效期限已過．請勿使用．
4323	莫比頸椎人工椎間盤組 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS T6 15X17X6MMX0° AS:LDR MB2576	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS T6 15X17X6MMX0° AS:LDR MB2576	頸椎椎間盤置換．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．目前因?材料價格較高．健保無給付．	與人工椎間盤置換術直接相關的風險是人工椎間盤的移位．可能在術後很多年以後才發生．而且機率極小．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	242000	FBZ020327001	本產品是為單次使用．不可重覆滅菌．包裝若被破壞．請勿使用．若包裝上標示的有效期限已過．請勿使用．
4324	莫比頸椎人工椎間盤組 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS T6 15X17X7MMX0° AS:LDR MB2577	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS T6 15X17X7MMX0° AS:LDR MB2577	頸椎椎間盤置換．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．目前因?材料價格較高．健保無給付．	與人工椎間盤置換術直接相關的風險是人工椎間盤的移位．可能在術後很多年以後才發生．而且機率極小．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	242000	FBZ020327001	本產品是為單次使用．不可重覆滅菌．包裝若被破壞．請勿使用．若包裝上標示的有效期限已過．請勿使用．
4325	莫比頸椎人工椎間盤組 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 15X19X4.5MMX0° AS:LDR MB2594	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 15X19X4.5MMX0° AS:LDR MB2594	頸椎椎間盤置換．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．目前因?材料價格較高．健保無給付．	與人工椎間盤置換術直接相關的風險是人工椎間盤的移位．可能在術後很多年以後才發生．而且機率極小．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	242000	FBZ020327001	本產品是為單次使用．不可重覆滅菌．包裝若被破壞．請勿使用．若包裝上標示的有效期限已過．請勿使用．

4326	莫比頸椎人工椎間盤組 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 15X19X5MMX0° AS:LDR MB2595	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 15X19X5MMX0° AS:LDR MB2595	頸椎椎間盤置換．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．目前因?材料價格較高．健保無給付．	與人工椎間盤置換術直接相關的風險是人工椎間盤的移位．可能在術後很多年以後才發生．而且機率極小．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	242000	FBZ020327001	本產品是為單次使用．不可重覆滅菌．包裝若被破壞．請勿使用．若包裝上標示的有效期限已過．請勿使用．
4327	莫比頸椎人工椎間盤組 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 15X19X6MMX0° AS:LDR MB2596	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 15X19X6MMX0° AS:LDR MB2596	頸椎椎間盤置換．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．目前因?材料價格較高．健保無給付．	與人工椎間盤置換術直接相關的風險是人工椎間盤的移位．可能在術後很多年以後才發生．而且機率極小．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	242000	FBZ020327001	本產品是為單次使用．不可重覆滅菌．包裝若被破壞．請勿使用．若包裝上標示的有效期限已過．請勿使用．
4328	莫比頸椎人工椎間盤組 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 15X19X7MMX0° AS:LDR MB2597	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 15X19X7MMX0° AS:LDR MB2597	頸椎椎間盤置換．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．目前因?材料價格較高．健保無給付．	與人工椎間盤置換術直接相關的風險是人工椎間盤的移位．可能在術後很多年以後才發生．而且機率極小．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	242000	FBZ020327001	本產品是為單次使用．不可重覆滅菌．包裝若被破壞．請勿使用．若包裝上標示的有效期限已過．請勿使用．
4329	莫比頸椎人工椎間盤組 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 17X17X4.5MMX0° AS:LDR MB2774	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 17X17X4.5MMX0° AS:LDR MB2774	頸椎椎間盤置換．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．目前因?材料價格較高．健保無給付．	與人工椎間盤置換術直接相關的風險是人工椎間盤的移位．可能在術後很多年以後才發生．而且機率極小．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	242000	FBZ020327001	本產品是為單次使用．不可重覆滅菌．包裝若被破壞．請勿使用．若包裝上標示的有效期限已過．請勿使用．
4330	莫比頸椎人工椎間盤組 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 17X17X5MMX0° AS:LDR MB2775	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 17X17X5MMX0° AS:LDR MB2775	頸椎椎間盤置換．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．目前因?材料價格較高．健保無給付．	與人工椎間盤置換術直接相關的風險是人工椎間盤的移位．可能在術後很多年以後才發生．而且機率極小．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	242000	FBZ020327001	本產品是為單次使用．不可重覆滅菌．包裝若被破壞．請勿使用．若包裝上標示的有效期限已過．請勿使用．
4331	莫比頸椎人工椎間盤組 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 17X17X6MMX0° AS:LDR MB2776	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 17X17X6MMX0° AS:LDR MB2776	頸椎椎間盤置換．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．目前因?材料價格較高．健保無給付．	與人工椎間盤置換術直接相關的風險是人工椎間盤的移位．可能在術後很多年以後才發生．而且機率極小．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	242000	FBZ020327001	本產品是為單次使用．不可重覆滅菌．包裝若被破壞．請勿使用．若包裝上標示的有效期限已過．請勿使用．
4332	莫比頸椎人工椎間盤組 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 17X17X7MMX0° AS:LDR MB2777	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 17X17X7MMX0° AS:LDR MB2777	頸椎椎間盤置換．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．目前因?材料價格較高．健保無給付．	與人工椎間盤置換術直接相關的風險是人工椎間盤的移位．可能在術後很多年以後才發生．而且機率極小．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	242000	FBZ020327001	本產品是為單次使用．不可重覆滅菌．包裝若被破壞．請勿使用．若包裝上標示的有效期限已過．請勿使用．
4333	莫比頸椎人工椎間盤組 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 17X19X4.5MMX0° AS:LDR MB2794	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 17X19X4.5MMX0° AS:LDR MB2794	頸椎椎間盤置換．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．目前因?材料價格較高．健保無給付．	與人工椎間盤置換術直接相關的風險是人工椎間盤的移位．可能在術後很多年以後才發生．而且機率極小．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	242000	FBZ020327001	本產品是為單次使用．不可重覆滅菌．包裝若被破壞．請勿使用．若包裝上標示的有效期限已過．請勿使用．
4334	莫比頸椎人工椎間盤組 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 17X19X5MMX0° AS:LDR MB2795	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 17X19X5MMX0° AS:LDR MB2795	頸椎椎間盤置換．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．目前因?材料價格較高．健保無給付．	與人工椎間盤置換術直接相關的風險是人工椎間盤的移位．可能在術後很多年以後才發生．而且機率極小．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	242000	FBZ020327001	本產品是為單次使用．不可重覆滅菌．包裝若被破壞．請勿使用．若包裝上標示的有效期限已過．請勿使用．
4335	莫比頸椎人工椎間盤組 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 17X19X6MMX0° AS:LDR MB2796	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 17X19X6MMX0° AS:LDR MB2796	頸椎椎間盤置換．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．目前因?材料價格較高．健保無給付．	與人工椎間盤置換術直接相關的風險是人工椎間盤的移位．可能在術後很多年以後才發生．而且機率極小．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	242000	FBZ020327001	本產品是為單次使用．不可重覆滅菌．包裝若被破壞．請勿使用．若包裝上標示的有效期限已過．請勿使用．
4336	莫比頸椎人工椎間盤組 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 17X19X7MMX0° AS:LDR MB2797	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 17X19X7MMX0° AS:LDR MB2797	頸椎椎間盤置換．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．目前因?材料價格較高．健保無給付．	與人工椎間盤置換術直接相關的風險是人工椎間盤的移位．可能在術後很多年以後才發生．而且機率極小．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	242000	FBZ020327001	本產品是為單次使用．不可重覆滅菌．包裝若被破壞．請勿使用．若包裝上標示的有效期限已過．請勿使用．
4337	莫比頸椎人工椎間盤組 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 19X19X4.5MMX0° AS:LDR MB2994	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 19X19X4.5MMX0° AS:LDR MB2994	頸椎椎間盤置換．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．目前因?材料價格較高．健保無給付．	與人工椎間盤置換術直接相關的風險是人工椎間盤的移位．可能在術後很多年以後才發生．而且機率極小．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	242000	FBZ020327001	本產品是為單次使用．不可重覆滅菌．包裝若被破壞．請勿使用．若包裝上標示的有效期限已過．請勿使用．
4338	莫比頸椎人工椎間盤組 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 19X19X5MMX0° AS:LDR MB2995	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 19X19X5MMX0° AS:LDR MB2995	頸椎椎間盤置換．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．目前因?材料價格較高．健保無給付．	與人工椎間盤置換術直接相關的風險是人工椎間盤的移位．可能在術後很多年以後才發生．而且機率極小．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	242000	FBZ020327001	本產品是為單次使用．不可重覆滅菌．包裝若被破壞．請勿使用．若包裝上標示的有效期限已過．請勿使用．
4339	莫比頸椎人工椎間盤組 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 19X19X6MMX0° AS:LDR MB2996	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 19X19X6MMX0° AS:LDR MB2996	頸椎椎間盤置換．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．目前因?材料價格較高．健保無給付．	與人工椎間盤置換術直接相關的風險是人工椎間盤的移位．可能在術後很多年以後才發生．而且機率極小．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	242000	FBZ020327001	本產品是為單次使用．不可重覆滅菌．包裝若被破壞．請勿使用．若包裝上標示的有效期限已過．請勿使用．
4340	莫比頸椎人工椎間盤組 MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 19X19X7MMX0° AS:LDR MB2997	MOBI-C CERVICAL DISK PROSTHESIS 19X19X7MMX0° AS:LDR MB2997	頸椎椎間盤置換．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．目前因?材料價格較高．健保無給付．	與人工椎間盤置換術直接相關的風險是人工椎間盤的移位．可能在術後很多年以後才發生．而且機率極小．	最新治療方法．術後可保留椎間盤活動性．避免因施行傳統融合手術造成手術節段無法活動．相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的風險．也無施行融合手術有術後不融合．而須再次手術的可能．	術後可保留椎間盤活動性．降低相鄰節段椎間盤因為補償機制．負荷過大而引發繼發性退化的機率．術後無須長期配戴頸圈．恢復迅速．可以及早回復正常生活和工作．	242000	FBZ020327001	本產品是為單次使用．不可重覆滅菌．包裝若被破壞．請勿使用．若包裝上標示的有效期限已過．請勿使用．
4341	三角纖維軟骨修補系統 TFCC FAST-FIX KIT AS:SMITH & NEPHEW 72203986	TFCC FAST-FIX KIT AS:SMITH & NEPHEW 72203986	1.All-in-side腕部三角纖維軟骨複合體修復手術的縫線固定裝置．方便操作．減少手術時間．2.PEEK材質．直徑5mm．3.採Ultrabraid?線．強度更佳．4.增加藍色保護套管減少插入關節鏡內對組織的損傷．5.增加確定位置再擊發功能．6.修補打結一次完成．	無	用來協助腕部三角纖維軟骨複合體修復手術縫線固定裝置．	無	42000	FBZ027777001	1.不可重複使用．2.須依照標準醫療程序,有關地方與國家規定予以處理．

4342	恩希比近端脛骨多軸互鎖式骨板 NCB PT LAT PROX 3H TIBIAL PLATE 5H R AS:ZIMMER 02.02261.205	NCB PROXIMAL TIBIA POLYXIAL LOCKING PLATE SYSTEM LAT PROX 3H TIBIAL PLATE 5H R AS:ZIMMER 02.02261.205	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療股骨複雜性骨折，包括植入物週邊骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（30度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（30度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	68000	FBZ025336001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4343	恩希比近端脛骨多軸互鎖式骨板 NCB PT LAT PROX 3H TIBIAL PLATE 7H R AS:ZIMMER 02.02261.207	NCB PROXIMAL TIBIA POLYXIAL LOCKING PLATE SYSTEM LAT PROX 3H TIBIAL PLATE 7H R AS:ZIMMER 02.02261.207	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療股骨複雜性骨折，包括植入物週邊骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（31度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（31度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	68000	FBZ025336001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4344	恩希比近端脛骨多軸互鎖式骨板 NCB PT LAT PROX 3H TIBIAL PLATE 9H R AS:ZIMMER 02.02261.209	NCB PROXIMAL TIBIA POLYXIAL LOCKING PLATE SYSTEM LAT PROX 3H TIBIAL PLATE 9H R AS:ZIMMER 02.02261.209	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療股骨複雜性骨折，包括植入物週邊骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（32度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（32度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	68000	FBZ025336001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4345	恩希比近端脛骨多軸互鎖式骨板 NCB PT LAT PROX 3H TIBIAL PLATE 13H R AS:ZIMMER 02.02261.213	NCB PROXIMAL TIBIA POLYXIAL LOCKING PLATE SYSTEM LAT PROX 3H TIBIAL PLATE 13H R AS:ZIMMER 02.02261.213	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療股骨複雜性骨折，包括植入物週邊骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（33度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（33度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	68000	FBZ025336001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4346	恩希比近端脛骨多軸互鎖式骨板 NCB PT LAT PROX 3H TIBIAL PLATE 5H L AS:ZIMMER 02.02261.305	NCB PROXIMAL TIBIA POLYXIAL LOCKING PLATE SYSTEM LAT PROX 3H TIBIAL PLATE 5H L AS:ZIMMER 02.02261.305	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療股骨複雜性骨折，包括植入物週邊骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（34度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（34度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	68000	FBZ025336001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4347	恩希比近端脛骨多軸互鎖式骨板 NCB PT LAT PROX 3H TIBIAL PLATE 7H L AS:ZIMMER 02.02261.307	NCB PROXIMAL TIBIA POLYXIAL LOCKING PLATE SYSTEM LAT PROX 3H TIBIAL PLATE 7H L AS:ZIMMER 02.02261.307	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療股骨複雜性骨折，包括植入物週邊骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（35度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（35度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	68000	FBZ025336001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4348	恩希比近端脛骨多軸互鎖式骨板 NCB PT LAT PROX 3H TIBIAL PLATE 9H L AS:ZIMMER 02.02261.309	NCB PROXIMAL TIBIA POLYXIAL LOCKING PLATE SYSTEM LAT PROX 3H TIBIAL PLATE 9H L AS:ZIMMER 02.02261.309	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療股骨複雜性骨折，包括植入物週邊骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（36度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（36度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	68000	FBZ025336001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4349	恩希比近端脛骨多軸互鎖式骨板 NCB PT LAT PROX 3H TIBIAL PLATE 13H L AS:ZIMMER 02.02261.313	NCB PROXIMAL TIBIA POLYXIAL LOCKING PLATE SYSTEM LAT PROX 3H TIBIAL PLATE 13H L AS:ZIMMER 02.02261.313	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療股骨複雜性骨折，包括植入物週邊骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（37度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（37度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	68000	FBZ025336001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4350	恩希比骨板系統 股骨骨板 NCB PLATING SYSTEM FEMORAL PLATE 5H R AS:ZIMMER 02.03260.005	NCB PLATING SYSTEM FEMORAL PLATE 5H R AS:ZIMMER 02.03260.005	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療近端脛骨複雜性骨折，包括植入物週邊骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（30度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（30度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	72000	FBZ013894001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4351	恩希比骨板系統 股骨骨板 NCB PLATING SYSTEM FEMORAL PLATE 9H R AS:ZIMMER 02.03260.009	NCB PLATING SYSTEM FEMORAL PLATE 9H R AS:ZIMMER 02.03260.009	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療近端脛骨複雜性骨折，包括植入物週邊骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（31度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（31度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	72000	FBZ013894001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4352	恩希比骨板系統 股骨骨板 NCB PLATING SYSTEM FEMORAL PLATE 13H R AS:ZIMMER 02.03260.013	NCB PLATING SYSTEM FEMORAL PLATE 13H R AS:ZIMMER 02.03260.013	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療近端脛骨複雜性骨折，包括植入物週邊骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（32度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（32度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	72000	FBZ013894001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4353	恩希比骨板系統 股骨骨板 NCB PLATING SYSTEM FEMORAL PLATE 5H L AS:ZIMMER 02.03260.105	NCB PLATING SYSTEM FEMORAL PLATE 5H L AS:ZIMMER 02.03260.105	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療近端脛骨複雜性骨折，包括植入物週邊骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（33度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（33度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	72000	FBZ013894001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4354	恩希比骨板系統 股骨骨板 NCB PLATING SYSTEM FEMORAL PLATE 9H L AS:ZIMMER 02.03260.109	NCB PLATING SYSTEM FEMORAL PLATE 9H L AS:ZIMMER 02.03260.109	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療近端脛骨複雜性骨折，包括植入物週邊骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（34度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（34度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	72000	FBZ013894001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4355	恩希比骨板系統 股骨骨板 NCB PLATING SYSTEM FEMORAL PLATE 13H L AS:ZIMMER 02.03260.113	NCB PLATING SYSTEM FEMORAL PLATE 13H L AS:ZIMMER 02.03260.113	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療近端脛骨複雜性骨折，包括植入物週邊骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（35度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（35度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	72000	FBZ013894001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術

4356	恩希比窄直骨幹板 NCB STRAIGHT NARROW SHAFT PLATE 8H AS:ZIMMER 02.03267.008	NCB STRAIGHT NARROW SHAFT PLATE 8H AS:ZIMMER 02.03267.008	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療骨幹骨折，包括植入物週邊骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（30度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（30度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	73000	FBZ024648001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4357	恩希比窄直骨幹板 NCB STRAIGHT NARROW SHAFT PLATE 10H AS:ZIMMER 02.03267.010	NCB STRAIGHT NARROW SHAFT PLATE 10H AS:ZIMMER 02.03267.010	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療骨幹骨折，包括植入物週邊骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（31度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（31度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	73000	FBZ024648001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4358	恩希比窄直骨幹板 NCB STRAIGHT NARROW SHAFT PLATE 12H AS:ZIMMER 02.03267.012	NCB STRAIGHT NARROW SHAFT PLATE 12H AS:ZIMMER 02.03267.012	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療骨幹骨折，包括植入物週邊骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（32度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（32度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	73000	FBZ024648001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4359	恩希比窄直骨幹板 NCB STRAIGHT NARROW SHAFT PLATE 14H AS:ZIMMER 02.03267.014	NCB STRAIGHT NARROW SHAFT PLATE 14H AS:ZIMMER 02.03267.014	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療骨幹骨折，包括植入物週邊骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（33度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（33度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	73000	FBZ024648001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4360	恩希比窄直骨幹板 NCB STRAIGHT NARROW SHAFT PLATE 16H AS:ZIMMER 02.03267.016	NCB STRAIGHT NARROW SHAFT PLATE 16H AS:ZIMMER 02.03267.016	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療骨幹骨折，包括植入物週邊骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（34度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（34度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	73000	FBZ024648001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4361	恩希比窄直骨幹板 NCB STRAIGHT NARROW SHAFT PLATE 18H AS:ZIMMER 02.03267.018	NCB STRAIGHT NARROW SHAFT PLATE 18H AS:ZIMMER 02.03267.018	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療骨幹骨折，包括植入物週邊骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（35度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（35度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	73000	FBZ024648001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4362	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB CURVED FEMUR SHAFT PLATE 10HX210MM AS:ZIMMER 02.03265.010	NCB PERIPROSTHETIC FEMUR POLYXIAL LOCKING PLATE SYSTEM CURVED FEMUR SHAFT PLATE 10HX210MM AS:ZIMMER 02.03265.010	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療股骨骨折，特別針對植體周圍的股骨骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（30度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（30度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	88000	FBZ022283001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4363	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB CURVED FEMUR SHAFT PLATE 12HX249MM AS:ZIMMER 02.03265.012	NCB PERIPROSTHETIC FEMUR POLYXIAL LOCKING PLATE SYSTEM CURVED FEMUR SHAFT PLATE 12HX249MM AS:ZIMMER 02.03265.012	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療股骨骨折，特別針對植體周圍的股骨骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（31度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（31度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	88000	FBZ022283001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4364	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB CURVED FEMUR SHAFT PLATE 14HX289MM AS:ZIMMER 02.03265.014	NCB PERIPROSTHETIC FEMUR POLYXIAL LOCKING PLATE SYSTEM CURVED FEMUR SHAFT PLATE 14HX289MM AS:ZIMMER 02.03265.014	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療股骨骨折，特別針對植體周圍的股骨骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（32度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（32度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	88000	FBZ022283001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4365	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB PROXIMAL FEMUR PLATE R 9HX245MM AS:ZIMMER 02.03263.009	NCB PERIPROSTHETIC FEMUR POLYXIAL LOCKING PLATE SYSTEM PROXIMAL FEMUR PLATE R 9HX245MM AS:ZIMMER 02.03263.009	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療股骨骨折，特別針對植體周圍的股骨骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（33度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（33度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	88000	FBZ022283001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4366	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB PROXIMAL FEMUR PLATE R 12HX285MM AS:ZIMMER 02.03263.012	NCB PERIPROSTHETIC FEMUR POLYXIAL LOCKING PLATE SYSTEM PROXIMAL FEMUR PLATE R 12HX285MM AS:ZIMMER 02.03263.012	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療股骨骨折，特別針對植體周圍的股骨骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（34度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（34度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	88000	FBZ022283001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4367	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB PROXIMAL FEMUR PLATE R 15HX324MM AS:ZIMMER 02.03263.015	NCB PERIPROSTHETIC FEMUR POLYXIAL LOCKING PLATE SYSTEM PROXIMAL FEMUR PLATE R 15HX324MM AS:ZIMMER 02.03263.015	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療股骨骨折，特別針對植體周圍的股骨骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（35度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（35度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	88000	FBZ022283001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4368	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB PROXIMAL FEMUR PLATE R 18HX363MM AS:ZIMMER 02.03263.018	NCB PERIPROSTHETIC FEMUR POLYXIAL LOCKING PLATE SYSTEM PROXIMAL FEMUR PLATE R 18HX363MM AS:ZIMMER 02.03263.018	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療股骨骨折，特別針對植體周圍的股骨骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（36度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（36度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	88000	FBZ022283001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4369	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB PROXIMAL FEMUR PLATE R 21HX401MM AS:ZIMMER 02.03263.021	NCB PERIPROSTHETIC FEMUR POLYXIAL LOCKING PLATE SYSTEM PROXIMAL FEMUR PLATE R 21HX401MM AS:ZIMMER 02.03263.021	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療股骨骨折，特別針對植體周圍的股骨骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（37度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（37度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	88000	FBZ022283001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術

4370	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB PROXIMAL FEMUR PLATE L 9HX245MM AS:ZIMMER 02.03263.109	NCB PERIPROSTHETIC FEMUR POLYXIAL LOCKING PLATE SYSTEM PROXIMAL FEMUR PLATE L 9HX245MM AS:ZIMMER 02.03263.109	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療股骨骨折，特別針對植體周圍的股骨骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（38度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（38度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	88000	FBZ022283001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4371	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB PROXIMAL FEMUR PLATE L 12HX285MM AS:ZIMMER 02.03263.112	NCB PERIPROSTHETIC FEMUR POLYXIAL LOCKING PLATE SYSTEM PROXIMAL FEMUR PLATE L 12HX285MM AS:ZIMMER 02.03263.112	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療股骨骨折，特別針對植體周圍的股骨骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（39度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（39度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	88000	FBZ022283001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4372	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB PROXIMAL FEMUR PLATE L 15HX324MM AS:ZIMMER 02.03263.115	NCB PERIPROSTHETIC FEMUR POLYXIAL LOCKING PLATE SYSTEM PROXIMAL FEMUR PLATE L 15HX324MM AS:ZIMMER 02.03263.115	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療股骨骨折，特別針對植體周圍的股骨骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（40度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（40度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	88000	FBZ022283001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4373	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB PROXIMAL FEMUR PLATE L 18HX363MM AS:ZIMMER 02.03263.118	NCB PERIPROSTHETIC FEMUR POLYXIAL LOCKING PLATE SYSTEM PROXIMAL FEMUR PLATE L 18HX363MM AS:ZIMMER 02.03263.118	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療股骨骨折，特別針對植體周圍的股骨骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（41度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（41度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	88000	FBZ022283001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4374	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB PROXIMAL FEMUR PLATE L 21HX401MM AS:ZIMMER 02.03263.121	NCB PERIPROSTHETIC FEMUR POLYXIAL LOCKING PLATE SYSTEM PROXIMAL FEMUR PLATE L 21HX401MM AS:ZIMMER 02.03263.121	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療股骨骨折，特別針對植體周圍的股骨骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（42度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（42度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	88000	FBZ022283001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4375	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB DISTAL FEMUR PLATE R 9HX238MM AS:ZIMMER 02.03264.009	NCB PERIPROSTHETIC FEMUR POLYXIAL LOCKING PLATE SYSTEM DISTAL FEMUR PLATE R 9HX238MM AS:ZIMMER 02.03264.009	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療股骨骨折，特別針對植體周圍的股骨骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（43度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（43度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	88000	FBZ022283001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4376	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB DISTAL FEMUR PLATE R 12HX278MM AS:ZIMMER 02.03264.012	NCB PERIPROSTHETIC FEMUR POLYXIAL LOCKING PLATE SYSTEM DISTAL FEMUR PLATE R 12HX278MM AS:ZIMMER 02.03264.012	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療股骨骨折，特別針對植體周圍的股骨骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（44度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（44度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	88000	FBZ022283001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4377	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB DISTAL FEMUR PLATE R 15HX317MM AS:ZIMMER 02.03264.015	NCB PERIPROSTHETIC FEMUR POLYXIAL LOCKING PLATE SYSTEM DISTAL FEMUR PLATE R 15HX317MM AS:ZIMMER 02.03264.015	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療股骨骨折，特別針對植體周圍的股骨骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（45度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（45度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	88000	FBZ022283001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4378	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB DISTAL FEMUR PLATE R 18HX355MM AS:ZIMMER 02.03264.018	NCB PERIPROSTHETIC FEMUR POLYXIAL LOCKING PLATE SYSTEM DISTAL FEMUR PLATE R 18HX355MM AS:ZIMMER 02.03264.018	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療股骨骨折，特別針對植體周圍的股骨骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（46度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（46度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	88000	FBZ022283001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4379	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB DISTAL FEMUR PLATE L 9HX238MM AS:ZIMMER 02.03264.109	NCB PERIPROSTHETIC FEMUR POLYXIAL LOCKING PLATE SYSTEM DISTAL FEMUR PLATE L 9HX238MM AS:ZIMMER 02.03264.109	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療股骨骨折，特別針對植體周圍的股骨骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（47度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（47度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	88000	FBZ022283001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4380	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB DISTAL FEMUR PLATE L 12HX278MM AS:ZIMMER 02.03264.112	NCB PERIPROSTHETIC FEMUR POLYXIAL LOCKING PLATE SYSTEM DISTAL FEMUR PLATE L 12HX278MM AS:ZIMMER 02.03264.112	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療股骨骨折，特別針對植體周圍的股骨骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（48度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（48度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	88000	FBZ022283001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4381	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB DISTAL FEMUR PLATE L 15HX317MM AS:ZIMMER 02.03264.115	NCB PERIPROSTHETIC FEMUR POLYXIAL LOCKING PLATE SYSTEM DISTAL FEMUR PLATE L 15HX317MM AS:ZIMMER 02.03264.115	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療股骨骨折，特別針對植體周圍的股骨骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（49度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（49度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	88000	FBZ022283001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4382	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB DISTAL FEMUR PLATE L 18HX355MM AS:ZIMMER 02.03264.118	NCB PERIPROSTHETIC FEMUR POLYXIAL LOCKING PLATE SYSTEM DISTAL FEMUR PLATE L 18HX355MM AS:ZIMMER 02.03264.118	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療股骨骨折，特別針對植體周圍的股骨骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（50度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（50度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	88000	FBZ022283001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4383	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB DISTAL FEMUR PLATE L 21HX393MM AS:ZIMMER 02.03264.121	NCB PERIPROSTHETIC FEMUR POLYXIAL LOCKING PLATE SYSTEM DISTAL FEMUR PLATE L 21HX393MM AS:ZIMMER 02.03264.121	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療股骨骨折，特別針對植體周圍的股骨骨折，恩希比系統技術容許放置多軸骨釘（51度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（51度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	88000	FBZ022283001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續遵照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術

4384	恩希比多軸性螺釘固定股骨骨板組 NCB DISTAL FEMUR PLATE R 21HX393MM AS:ZIMMER 02.03264.021	NCB PERIPROSTHETIC FEMUR POLYXIAL LOCKING PLATE SYSTEM DISTAL FEMUR PLATE R 21HX393MM AS:ZIMMER 02.03264.021	本產品為互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，目前健保已給付之非互鎖式骨釘、骨板等，於臨床上尚可處理，考量本產品較健保已給付類似品之價格昂貴，暫不納入健保給付。	所有治療骨折的植入物可能產生的不良作用，皆可能發生，不因產品固定力較強而免除，其中包含植體移位及鬆脫、深層傷口感染、血管併發症、假性關節、金屬材質植體腐蝕、磨損、疲勞斷裂、發炎反應及骨質溶解作用、再骨折、對金屬成份過敏、缺血性壞死	本產品是一系列多軸性互鎖式骨板固定組，用於治療股骨骨折，特別針對植體周圍的股骨骨折，恩希比多統技術容許放置多軸骨釘（52度圓錐），使用穿入骨板中的鎖定螺帽達到互鎖效果，能使患部骨折達到最佳的固定	鈦合金材質，生物適應性較健保產品佳，互鎖式骨釘、解剖型骨板，能提供患處更好的固定效果及減少異物感，多軸性螺釘設計（52度圓錐）能幫助醫生處理複雜性骨折，本系列產能不需與骨骼表面完全貼合，可降低骨折周圍血液供給不良的風險	88000	FBZ022283001	每一種治療骨折植入物皆無法避免老化及損傷，在骨折癒合前，需持續攝照醫囑，按時回診，若產生鬆動或失去功能，有可能需重新手術
4385	希爾意消化道氣球擴張導管 氣球外徑:6-7-8mm X 5.5cm工作長度240cm AS:MICROVASIVE 5866	CRE Balloon Dilatation Catheter BalloonOD:6-7-8mm X5.5cm USABLE:240cm AS:MICROVASIVE 5866	產品適用於成年及青少年族群，以內視鏡方式擴張消化道的狹窄部位。適用於先前接受過或未接受過括約肌切開術的成人在內視鏡下擴張 Oddi 括約肌。	消化道氣球擴張術可能引起的不良事件包括但不限於：穿孔、出血、血腫、敗血症/感染、 對顯影劑過敏、疼痛和壓痛。	希爾意消化道氣球擴張導管，一個產品具有9種尺寸，同時在氣球兩側有不透射線，讓使用者可以更精準定位擴張位置。	目前無健保給付品項比較	13675	CDY025513001	無
4386	希爾意消化道氣球擴張導管 氣球外徑:8-9-10mm X 5.5cm工作長度240cm AS:MICROVASIVE 5867	CRE Balloon Dilatation Catheter BalloonOD:8-9-10mm X5.5cm USABLE:240cm AS:MICROVASIVE 5867	產品適用於成年及青少年族群，以內視鏡方式擴張消化道的狹窄部位。適用於先前接受過或未接受過括約肌切開術的成人在內視鏡下擴張 Oddi 括約肌。	消化道氣球擴張術可能引起的不良事件包括但不限於：穿孔、出血、血腫、敗血症/感染、 對顯影劑過敏、疼痛和壓痛。	希爾意消化道氣球擴張導管，一個產品具有10種尺寸，同時在氣球兩側有不透射線，讓使用者可以更精準定位擴張位置。	目前無健保給付品項比較	13675	CDY025513001	無
4387	希爾意消化道氣球擴張導管 氣球外徑:10-11-12mm X 5.5cm工作長度240cm AS:MICROVASIVE 5868	CRE Balloon Dilatation Catheter BalloonOD:10-11-12mm X5.5cm USABLE:240cm AS:MICROVASIVE 5868	產品適用於成年及青少年族群，以內視鏡方式擴張消化道的狹窄部位。適用於先前接受過或未接受過括約肌切開術的成人在內視鏡下擴張 Oddi 括約肌。	消化道氣球擴張術可能引起的不良事件包括但不限於：穿孔、出血、血腫、敗血症/感染、 對顯影劑過敏、疼痛和壓痛。	希爾意消化道氣球擴張導管，一個產品具有11種尺寸，同時在氣球兩側有不透射線，讓使用者可以更精準定位擴張位置。	目前無健保給付品項比較	13675	CDY025513001	無
4388	泰若普肌腱固定懸吊鈕 IMPLANT SYSTEM ACUTE AC REPAIR AS:ARTHREX AR-2271	IMPLANT SYSTEM ACUTE AC REPAIR AS:ARTHREX AR-2271	本產品用於固定破裂骨端和關節端的小骨片段，此處多無法用骨螺絲固定，此系統也可與外固定和長麟釘包含骨板合併。Dog Bone 用於膊鎖關節重建。	不良反應包括：對植入物產生過敏反應等副作用。	術後無異物感，固定效果優於健保品項。	術後三個月後病人若使用健保品項需二次拔除。	75000	FBZ020077004	植入物的限制與使用的詳細說明均須詳細告知病人。本產品不可重複使用
4389	泰若普肌腱固定懸吊鈕 TIGHTROPE ABS BUTTON ROUND CONCAVE 11MM AS:ARTHREX AR-1588TB-3	TIGHTROPE ABS BUTTON ROUND CONCAVE 11MM AS:ARTHREX AR-1588TB-3	本產品可用於修復跟隨肌腱帶破損的提供軟組織的固定生長，如肌腱韌帶重建(肌腱韌帶破裂)與Weber B和C和腳踝骨折。	不良反應包括：對植入物產生過敏反應等副作用。	術後無異物感，固定效果優於健保品項。	術後三個月後健保品項病人需二次拔除。	26600	FBZ020077002	植入物的限制與使用的詳細說明均須詳細告知病人。本產品不可重複使用
4390	泰若普肌腱固定懸吊鈕 TIGHTROPE ABS BUTTON ROUND CONCAVE 14MM AS:ARTHREX AR-1588TB-4	TIGHTROPE ABS BUTTON ROUND CONCAVE 14MM AS:ARTHREX AR-1588TB-4	本產品可用於修復跟隨肌腱帶破損的提供軟組織的固定生長，如肌腱韌帶重建(肌腱韌帶破裂)與Weber B和C和腳踝骨折。	不良反應包括：對植入物產生過敏反應等副作用。	術後無異物感，固定效果優於健保品項。	術後三個月後健保品項病人需二次拔除。	26600	FBZ020077002	植入物的限制與使用的詳細說明均須詳細告知病人。本產品不可重複使用
4391	泰若普肌腱固定懸吊鈕 TIGHTROPE ABS BUTTON ROUND CONCAVE 20MM AS:ARTHREX AR-1588TB-5	TIGHTROPE ABS BUTTON ROUND CONCAVE 20MM AS:ARTHREX AR-1588TB-5	本產品可用於修復跟隨肌腱帶破損的提供軟組織的固定生長，如肌腱韌帶重建(肌腱韌帶破裂)與Weber B和C和腳踝骨折。	不良反應包括：對植入物產生過敏反應等副作用。	術後無異物感，固定效果優於健保品項。	術後三個月後健保品項病人需二次拔除。	26600	FBZ020077002	植入物的限制與使用的詳細說明均須詳細告知病人。本產品不可重複使用
4392	膠囊內視鏡 11MM X 26MM AS:OLYMPUS MODEL:EC-S10	ENDOCAPSULE 11MM X 26MM AS:OLYMPUS MODEL:EC-S10	不明原因消化道出血，經二次以上胃鏡及大腸內視鏡檢查仍無法找出出血原因，且經其他影像學檢查(如：CT/MRI、小腸攝影)及小腸內視鏡後或不適合小腸鏡者，仍無法確診者。	如清腸不完全，影像可能被排泄物干擾，導致判讀不完全。可能會停留在體內無法排出，需外科手術取出。	膠囊內視鏡以每秒拍攝兩張照片，紀錄時間可以維持12小時來紀錄腸胃道病灶，診斷軟體有出血點偵測，可以讓醫師快速找出病灶處	無健保給付品項比較	37000	CFE04ECS10LY	無
4393	三項能整體高耐磨經骨內墊 TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #1-9MM AS:STRYKER 5532-G-109	TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #1-9MM AS:STRYKER 5532-G-109	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎。	無	解剖型曲率半徑、高屈曲曲率、旋轉弧度、股骨後髁形態、解剖型的髕股關節軌跡、使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積。	有效的降低磨損延長假體使用時間。	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用。
4394	三項能整體高耐磨經骨內墊 TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #1-11MM AS:STRYKER 5532-G-111	TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #1-11MM AS:STRYKER 5532-G-111	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎。	無	解剖型曲率半徑、高屈曲曲率、旋轉弧度、股骨後髁形態、解剖型的髕股關節軌跡、使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積。	有效的降低磨損延長假體使用時間。	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用。
4395	三項能整體高耐磨經骨內墊 TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #1-13MM AS:STRYKER 5532-G-113	TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #1-13MM AS:STRYKER 5532-G-113	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎。	無	解剖型曲率半徑、高屈曲曲率、旋轉弧度、股骨後髁形態、解剖型的髕股關節軌跡、使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積。	有效的降低磨損延長假體使用時間。	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用。
4396	三項能整體高耐磨經骨內墊 TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #1-16MM AS:STRYKER 5532-G-116	TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #1-16MM AS:STRYKER 5532-G-116	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎。	無	解剖型曲率半徑、高屈曲曲率、旋轉弧度、股骨後髁形態、解剖型的髕股關節軌跡、使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積。	有效的降低磨損延長假體使用時間。	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用。
4397	三項能整體高耐磨經骨內墊 TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #2-9MM AS:STRYKER 5532-G-209	TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #2-9MM AS:STRYKER 5532-G-209	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎。	無	解剖型曲率半徑、高屈曲曲率、旋轉弧度、股骨後髁形態、解剖型的髕股關節軌跡、使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積。	有效的降低磨損延長假體使用時間。	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用。
4398	三項能整體高耐磨經骨內墊 TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #2-11MM AS:STRYKER 5532-G-211	TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #2-11MM AS:STRYKER 5532-G-211	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎。	無	解剖型曲率半徑、高屈曲曲率、旋轉弧度、股骨後髁形態、解剖型的髕股關節軌跡、使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積。	有效的降低磨損延長假體使用時間。	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用。
4399	三項能整體高耐磨經骨內墊 TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #2-13MM AS:STRYKER 5532-G-213	TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #2-13MM AS:STRYKER 5532-G-213	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎。	無	解剖型曲率半徑、高屈曲曲率、旋轉弧度、股骨後髁形態、解剖型的髕股關節軌跡、使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積。	有效的降低磨損延長假體使用時間。	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用。
4400	三項能整體高耐磨經骨內墊 TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #2-16MM AS:STRYKER 5532-G-216	TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #2-16MM AS:STRYKER 5532-G-216	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎。	無	解剖型曲率半徑、高屈曲曲率、旋轉弧度、股骨後髁形態、解剖型的髕股關節軌跡、使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積。	有效的降低磨損延長假體使用時間。	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用。
4401	三項能整體高耐磨經骨內墊 TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #3-9MM AS:STRYKER 5532-G-309	TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #3-9MM AS:STRYKER 5532-G-309	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎。	無	解剖型曲率半徑、高屈曲曲率、旋轉弧度、股骨後髁形態、解剖型的髕股關節軌跡、使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積。	有效的降低磨損延長假體使用時間。	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用。
4402	三項能整體高耐磨經骨內墊 TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #3-11MM AS:STRYKER 5532-G-311	TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #3-11MM AS:STRYKER 5532-G-311	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎。	無	解剖型曲率半徑、高屈曲曲率、旋轉弧度、股骨後髁形態、解剖型的髕股關節軌跡、使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積。	有效的降低磨損延長假體使用時間。	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用。
4403	三項能整體高耐磨經骨內墊 TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #3-13MM AS:STRYKER 5532-G-313	TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #3-13MM AS:STRYKER 5532-G-313	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎。	無	解剖型曲率半徑、高屈曲曲率、旋轉弧度、股骨後髁形態、解剖型的髕股關節軌跡、使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積。	有效的降低磨損延長假體使用時間。	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用。
4404	三項能整體高耐磨經骨內墊 TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #3-16MM AS:STRYKER 5532-G-316	TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #3-16MM AS:STRYKER 5532-G-316	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎。	無	解剖型曲率半徑、高屈曲曲率、旋轉弧度、股骨後髁形態、解剖型的髕股關節軌跡、使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積。	有效的降低磨損延長假體使用時間。	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用。
4405	三項能整體高耐磨經骨內墊 TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #4-9MM AS:STRYKER 5532-G-409	TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #4-9MM AS:STRYKER 5532-G-409	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎。	無	解剖型曲率半徑、高屈曲曲率、旋轉弧度、股骨後髁形態、解剖型的髕股關節軌跡、使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積。	有效的降低磨損延長假體使用時間。	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用。
4406	三項能整體高耐磨經骨內墊 TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #4-11MM AS:STRYKER 5532-G-411	TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #4-11MM AS:STRYKER 5532-G-411	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎。	無	解剖型曲率半徑、高屈曲曲率、旋轉弧度、股骨後髁形態、解剖型的髕股關節軌跡、使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積。	有效的降低磨損延長假體使用時間。	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用。
4407	三項能整體高耐磨經骨內墊 TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #4-13MM AS:STRYKER 5532-G-413	TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #4-13MM AS:STRYKER 5532-G-413	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎。	無	解剖型曲率半徑、高屈曲曲率、旋轉弧度、股骨後髁形態、解剖型的髕股關節軌跡、使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積。	有效的降低磨損延長假體使用時間。	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用。

4408	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #4-16MM AS:STRYKER 5532-G-416	TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #4-16MM AS:STRYKER 5532-G-416	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎，	無	解剖型曲率半徑，高屈曲曲率，旋轉弧度，股骨後髁形態，解剖型的髕股關節軌跡，使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積，	有效的降低磨損延長假體使用時間，	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用，
4409	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #5-9MM AS:STRYKER 5532-G-509	TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #5-9MM AS:STRYKER 5532-G-509	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎，	無	解剖型曲率半徑，高屈曲曲率，旋轉弧度，股骨後髁形態，解剖型的髕股關節軌跡，使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積，	有效的降低磨損延長假體使用時間，	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用，
4410	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #5-11MM AS:STRYKER 5532-G-511	TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #5-11MM AS:STRYKER 5532-G-511	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎，	無	解剖型曲率半徑，高屈曲曲率，旋轉弧度，股骨後髁形態，解剖型的髕股關節軌跡，使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積，	有效的降低磨損延長假體使用時間，	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用，
4411	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #5-13MM AS:STRYKER 5532-G-513	TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #5-13MM AS:STRYKER 5532-G-513	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎，	無	解剖型曲率半徑，高屈曲曲率，旋轉弧度，股骨後髁形態，解剖型的髕股關節軌跡，使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積，	有效的降低磨損延長假體使用時間，	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用，
4412	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #5-16MM AS:STRYKER 5532-G-516	TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #5-16MM AS:STRYKER 5532-G-516	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎，	無	解剖型曲率半徑，高屈曲曲率，旋轉弧度，股骨後髁形態，解剖型的髕股關節軌跡，使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積，	有效的降低磨損延長假體使用時間，	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用，
4413	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #1-9MM AS:STRYKER 5530-G-109	TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #1-9MM AS:STRYKER 5530-G-109	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎，	無	解剖型曲率半徑，高屈曲曲率，旋轉弧度，股骨後髁形態，解剖型的髕股關節軌跡，使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積，	有效的降低磨損延長假體使用時間，	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用，
4414	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #1-11MM AS:STRYKER 5530-G-111	TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #1-11MM AS:STRYKER 5530-G-111	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎，	無	解剖型曲率半徑，高屈曲曲率，旋轉弧度，股骨後髁形態，解剖型的髕股關節軌跡，使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積，	有效的降低磨損延長假體使用時間，	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用，
4415	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #1-13MM AS:STRYKER 5530-G-113	TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #1-13MM AS:STRYKER 5530-G-113	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎，	無	解剖型曲率半徑，高屈曲曲率，旋轉弧度，股骨後髁形態，解剖型的髕股關節軌跡，使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積，	有效的降低磨損延長假體使用時間，	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用，
4416	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #1-16MM AS:STRYKER 5530-G-116	TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #1-16MM AS:STRYKER 5530-G-116	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎，	無	解剖型曲率半徑，高屈曲曲率，旋轉弧度，股骨後髁形態，解剖型的髕股關節軌跡，使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積，	有效的降低磨損延長假體使用時間，	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用，
4417	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #2-9MM AS:STRYKER 5530-G-209	TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #2-9MM AS:STRYKER 5530-G-209	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎，	無	解剖型曲率半徑，高屈曲曲率，旋轉弧度，股骨後髁形態，解剖型的髕股關節軌跡，使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積，	有效的降低磨損延長假體使用時間，	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用，
4418	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #2-11MM AS:STRYKER 5530-G-211	TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #2-11MM AS:STRYKER 5530-G-211	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎，	無	解剖型曲率半徑，高屈曲曲率，旋轉弧度，股骨後髁形態，解剖型的髕股關節軌跡，使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積，	有效的降低磨損延長假體使用時間，	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用，
4419	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #2-13MM AS:STRYKER 5530-G-213	TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #2-13MM AS:STRYKER 5530-G-213	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎，	無	解剖型曲率半徑，高屈曲曲率，旋轉弧度，股骨後髁形態，解剖型的髕股關節軌跡，使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積，	有效的降低磨損延長假體使用時間，	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用，
4420	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #2-16MM AS:STRYKER 5530-G-216	TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #2-16MM AS:STRYKER 5530-G-216	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎，	無	解剖型曲率半徑，高屈曲曲率，旋轉弧度，股骨後髁形態，解剖型的髕股關節軌跡，使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積，	有效的降低磨損延長假體使用時間，	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用，
4421	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #3-9MM AS:STRYKER 5530-G-309	TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #3-9MM AS:STRYKER 5530-G-309	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎，	無	解剖型曲率半徑，高屈曲曲率，旋轉弧度，股骨後髁形態，解剖型的髕股關節軌跡，使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積，	有效的降低磨損延長假體使用時間，	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用，
4422	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #3-11MM AS:STRYKER 5530-G-311	TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #3-11MM AS:STRYKER 5530-G-311	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎，	無	解剖型曲率半徑，高屈曲曲率，旋轉弧度，股骨後髁形態，解剖型的髕股關節軌跡，使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積，	有效的降低磨損延長假體使用時間，	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用，
4423	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #3-13MM AS:STRYKER 5530-G-313	TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #3-13MM AS:STRYKER 5530-G-313	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎，	無	解剖型曲率半徑，高屈曲曲率，旋轉弧度，股骨後髁形態，解剖型的髕股關節軌跡，使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積，	有效的降低磨損延長假體使用時間，	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用，
4424	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #3-16MM AS:STRYKER 5530-G-316	TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #3-16MM AS:STRYKER 5530-G-316	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎，	無	解剖型曲率半徑，高屈曲曲率，旋轉弧度，股骨後髁形態，解剖型的髕股關節軌跡，使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積，	有效的降低磨損延長假體使用時間，	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用，
4425	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #4-9MM AS:STRYKER 5530-G-409	TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #4-9MM AS:STRYKER 5530-G-409	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎，	無	解剖型曲率半徑，高屈曲曲率，旋轉弧度，股骨後髁形態，解剖型的髕股關節軌跡，使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積，	有效的降低磨損延長假體使用時間，	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用，
4426	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #4-11MM AS:STRYKER 5530-G-411	TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #4-11MM AS:STRYKER 5530-G-411	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎，	無	解剖型曲率半徑，高屈曲曲率，旋轉弧度，股骨後髁形態，解剖型的髕股關節軌跡，使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積，	有效的降低磨損延長假體使用時間，	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用，
4427	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #4-13MM AS:STRYKER 5530-G-413	TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #4-13MM AS:STRYKER 5530-G-413	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎，	無	解剖型曲率半徑，高屈曲曲率，旋轉弧度，股骨後髁形態，解剖型的髕股關節軌跡，使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積，	有效的降低磨損延長假體使用時間，	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用，
4428	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #4-16MM AS:STRYKER 5530-G-416	TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #4-16MM AS:STRYKER 5530-G-416	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎，	無	解剖型曲率半徑，高屈曲曲率，旋轉弧度，股骨後髁形態，解剖型的髕股關節軌跡，使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積，	有效的降低磨損延長假體使用時間，	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用，
4429	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #5-9MM AS:STRYKER 5530-G-509	TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #5-9MM AS:STRYKER 5530-G-509	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎，	無	解剖型曲率半徑，高屈曲曲率，旋轉弧度，股骨後髁形態，解剖型的髕股關節軌跡，使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積，	有效的降低磨損延長假體使用時間，	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用，
4430	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #5-11MM AS:STRYKER 5530-G-511	TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #5-11MM AS:STRYKER 5530-G-511	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎，	無	解剖型曲率半徑，高屈曲曲率，旋轉弧度，股骨後髁形態，解剖型的髕股關節軌跡，使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積，	有效的降低磨損延長假體使用時間，	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用，
4431	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #5-13MM AS:STRYKER 5530-G-513	TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #5-13MM AS:STRYKER 5530-G-513	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎，	無	解剖型曲率半徑，高屈曲曲率，旋轉弧度，股骨後髁形態，解剖型的髕股關節軌跡，使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積，	有效的降低磨損延長假體使用時間，	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用，

4432	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #5-16MM AS:STRYKER 5530-G-516	TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #5-16MM AS:STRYKER 5530-G-516	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎。	無	解剖型曲率半徑、高屈曲曲率、旋轉強度、股骨後髁形態、解剖型的髕股關節軌跡、使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積。	有效的降低磨損延長假體使用時間。	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用。
4433	三項能整體膝關節髕骨組件 X3 SYMMETRIC PATELLA 27MM*8MM AS:STRYKER 5550-G-278	X3 SYMMETRIC PATELLA 27MM*8MM AS:STRYKER 5550-G-278	適用於非炎性退化性關節炎疾病(含骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死)類風溼性關節炎或創傷後關節炎、韌帶結構功能與穩定性能充分恢復的中度內外翻或屈曲畸形等。	由於患者不適當的活動、損傷或其他生物力學因素，可能發生股骨、脛骨或髕骨植入物脫位。外周神經疾病、神經損傷、循環系統損害和異位骨形成均可能發生。	髕骨置換組件有全塑對稱型和全塑不對稱型設計。髕骨組件是可選用的。	超高分子聚乙烯材質，提升材料強度及抗感染力。	36000	FBZ025597001	過量活動或創傷會造成植入物的鬆動、破裂或磨損而影響植入物的重新附著和固定。植入物組件的鬆動會增加磨損顆粒的產生，對骨骼造成損害，使手術的成功更加困難。
4434	三項能整體膝關節髕骨組件 X3 SYMMETRIC PATELLA 29MM*8MM AS:STRYKER 5550-G-298	X3 SYMMETRIC PATELLA 29MM*8MM AS:STRYKER 5550-G-298	適用於非炎性退化性關節炎疾病(含骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死)類風溼性關節炎或創傷後關節炎、韌帶結構功能與穩定性能充分恢復的中度內外翻或屈曲畸形等。	由於患者不適當的活動、損傷或其他生物力學因素，可能發生股骨、脛骨或髕骨植入物脫位。外周神經疾病、神經損傷、循環系統損害和異位骨形成均可能發生。	髕骨置換組件有全塑對稱型和全塑不對稱型設計。髕骨組件是可選用的。	超高分子聚乙烯材質，提升材料強度及抗感染力。	36000	FBZ025597001	過量活動或創傷會造成植入物的鬆動、破裂或磨損而影響植入物的重新附著和固定。植入物組件的鬆動會增加磨損顆粒的產生，對骨骼造成損害，使手術的成功更加困難。
4435	三項能整體膝關節髕骨組件 X3 SYMMETRIC PATELLA 31MM*9MM AS:STRYKER 5550-G-319	X3 SYMMETRIC PATELLA 31MM*9MM AS:STRYKER 5550-G-319	適用於非炎性退化性關節炎疾病(含骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死)類風溼性關節炎或創傷後關節炎、韌帶結構功能與穩定性能充分恢復的中度內外翻或屈曲畸形等。	由於患者不適當的活動、損傷或其他生物力學因素，可能發生股骨、脛骨或髕骨植入物脫位。外周神經疾病、神經損傷、循環系統損害和異位骨形成均可能發生。	髕骨置換組件有全塑對稱型和全塑不對稱型設計。髕骨組件是可選用的。	超高分子聚乙烯材質，提升材料強度及抗感染力。	36000	FBZ025597001	過量活動或創傷會造成植入物的鬆動、破裂或磨損而影響植入物的重新附著和固定。植入物組件的鬆動會增加磨損顆粒的產生，對骨骼造成損害，使手術的成功更加困難。
4436	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX STANDARD 24MM/57CM AS:PENUMBRA RBY2C2457	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX STANDARD 24MM/57CM AS:PENUMBRA RBY2C2457	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無已知副作用。	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無。	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用。
4437	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX STANDARD 28MM/60CM AS:PENUMBRA RBY2C2860	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX STANDARD 28MM/60CM AS:PENUMBRA RBY2C2860	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無已知副作用。	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無。	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用。
4438	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX STANDARD 32MM/60CM AS:PENUMBRA RBY2C3260	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX STANDARD 32MM/60CM AS:PENUMBRA RBY2C3260	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無已知副作用。	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無。	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用。
4439	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX SOFT 2MM/1CM AS:PENUMBRA RBY4C0201	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX SOFT 2MM/1CM AS:PENUMBRA RBY4C0201	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無已知副作用。	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無。	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用。
4440	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX SOFT 2MM/2CM AS:PENUMBRA RBY4C0202	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX SOFT 2MM/2CM AS:PENUMBRA RBY4C0202	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無已知副作用。	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無。	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用。
4441	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX SOFT 2MM/4CM AS:PENUMBRA RBY4C0204	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX SOFT 2MM/4CM AS:PENUMBRA RBY4C0204	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無已知副作用。	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無。	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用。
4442	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX SOFT 3MM/5CM AS:PENUMBRA RBY4C0305	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX SOFT 3MM/5CM AS:PENUMBRA RBY4C0305	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無已知副作用。	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無。	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用。
4443	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX SOFT 3MM/15CM AS:PENUMBRA RBY4C0315	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX SOFT 3MM/15CM AS:PENUMBRA RBY4C0315	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無已知副作用。	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無。	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用。
4444	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX SOFT 4MM/6CM AS:PENUMBRA RBY4C0406	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX SOFT 4MM/6CM AS:PENUMBRA RBY4C0406	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無已知副作用。	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無。	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用。
4445	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX SOFT 4MM/15CM AS:PENUMBRA RBY4C0415	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX SOFT 4MM/15CM AS:PENUMBRA RBY4C0415	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無已知副作用。	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無。	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用。
4446	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX SOFT 6MM/20CM AS:PENUMBRA RBY4C0620	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX SOFT 6MM/20CM AS:PENUMBRA RBY4C0620	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無已知副作用。	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無。	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用。
4447	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX SOFT 6MM/30CM AS:PENUMBRA RBY4C0630	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX SOFT 6MM/30CM AS:PENUMBRA RBY4C0630	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無已知副作用。	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無。	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用。
4448	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX SOFT 8MM/35CM AS:PENUMBRA RBY4C0835	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX SOFT 8MM/35CM AS:PENUMBRA RBY4C0835	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無已知副作用。	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無。	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用。
4449	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX SOFT 8MM/60CM AS:PENUMBRA RBY4C0860	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX SOFT 8MM/60CM AS:PENUMBRA RBY4C0860	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無已知副作用。	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無。	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用。
4450	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX SOFT 10MM/35CM AS:PENUMBRA RBY4C1035	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX SOFT 10MM/35CM AS:PENUMBRA RBY4C1035	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無已知副作用。	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無。	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用。
4451	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX SOFT 12MM/40CM AS:PENUMBRA RBY4C1240	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX SOFT 12MM/40CM AS:PENUMBRA RBY4C1240	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無已知副作用。	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無。	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用。
4452	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX SOFT 16MM/50CM AS:PENUMBRA RBY4C1650	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX SOFT 16MM/50CM AS:PENUMBRA RBY4C1650	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無已知副作用。	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無。	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用。
4453	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX SOFT 20MM/60CM AS:PENUMBRA RBY4C2060	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX SOFT 20MM/60CM AS:PENUMBRA RBY4C2060	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無已知副作用。	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無。	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用。
4454	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX STANDARD 4MM/30CM AS:PENUMBRA RBY2C0430	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX STANDARD 4MM/30CM AS:PENUMBRA RBY2C0430	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無已知副作用。	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無。	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用。
4455	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX STANDARD 4MM/35CM AS:PENUMBRA RBY2C0435	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX STANDARD 4MM/35CM AS:PENUMBRA RBY2C0435	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無已知副作用。	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無。	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用。
4456	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX STANDARD 5MM/12CM AS:PENUMBRA RBY2C0512	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX STANDARD 5MM/12CM AS:PENUMBRA RBY2C0512	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無已知副作用。	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無。	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用。
4457	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX STANDARD 5MM/20CM AS:PENUMBRA RBY2C0520	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX STANDARD 5MM/20CM AS:PENUMBRA RBY2C0520	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無已知副作用。	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞。	無。	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用。

4458	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX STANDARD 5MM/30CM AS:PENUMBRA RBY2C0530	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX STANDARD 5MM/30CM AS:PENUMBRA RBY2C0530	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無已知副作用．	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無．	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用．
4459	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX STANDARD 6MM/12CM AS:PENUMBRA RBY2C0612	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX STANDARD 6MM/12CM AS:PENUMBRA RBY2C0612	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無已知副作用．	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無．	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用．
4460	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX STANDARD 6MM/20CM AS:PENUMBRA RBY2C0620	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX STANDARD 6MM/20CM AS:PENUMBRA RBY2C0620	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無已知副作用．	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無．	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用．
4461	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX STANDARD 6MM/30CM AS:PENUMBRA RBY2C0630	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX STANDARD 6MM/30CM AS:PENUMBRA RBY2C0630	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無已知副作用．	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無．	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用．
4462	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX STANDARD 7MM/25CM AS:PENUMBRA RBY2C0725	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX STANDARD 7MM/25CM AS:PENUMBRA RBY2C0725	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無已知副作用．	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無．	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用．
4463	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX STANDARD 7MM/40CM AS:PENUMBRA RBY2C0740	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX STANDARD 7MM/40CM AS:PENUMBRA RBY2C0740	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無已知副作用．	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無．	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用．
4464	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX STANDARD 8MM/25CM AS:PENUMBRA RBY2C0825	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX STANDARD 8MM/25CM AS:PENUMBRA RBY2C0825	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無已知副作用．	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無．	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用．
4465	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX STANDARD 8MM/40CM AS:PENUMBRA RBY2C0840	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX STANDARD 8MM/40CM AS:PENUMBRA RBY2C0840	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無已知副作用．	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無．	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用．
4466	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX STANDARD 9MM/30CM AS:PENUMBRA RBY2C0930	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX STANDARD 9MM/30CM AS:PENUMBRA RBY2C0930	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無已知副作用．	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無．	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用．
4467	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX STANDARD 10MM/35CM AS:PENUMBRA RBY2C1035	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX STANDARD 10MM/35CM AS:PENUMBRA RBY2C1035	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無已知副作用．	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無．	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用．
4468	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX STANDARD 12MM/40CM AS:PENUMBRA RBY2C1240	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX STANDARD 12MM/40CM AS:PENUMBRA RBY2C1240	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無已知副作用．	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無．	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用．
4469	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX STANDARD 12MM/60CM AS:PENUMBRA RBY2C1260	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX STANDARD 12MM/60CM AS:PENUMBRA RBY2C1260	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無已知副作用．	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無．	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用．
4470	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX STANDARD 14MM/40CM AS:PENUMBRA RBY2C1440	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX STANDARD 14MM/40CM AS:PENUMBRA RBY2C1440	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無已知副作用．	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無．	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用．
4471	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX STANDARD 14MM/60CM AS:PENUMBRA RBY2C1460	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX STANDARD 14MM/60CM AS:PENUMBRA RBY2C1460	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無已知副作用．	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無．	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用．
4472	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX STANDARD 16MM/60CM AS:PENUMBRA RBY2C1660	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX STANDARD 16MM/60CM AS:PENUMBRA RBY2C1660	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無已知副作用．	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無．	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用．
4473	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX STANDARD 18MM/57CM AS:PENUMBRA RBY2C1857	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX STANDARD 18MM/57CM AS:PENUMBRA RBY2C1857	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無已知副作用．	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無．	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用．
4474	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX STANDARD 20MM/60CM AS:PENUMBRA RBY2C2060	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX STANDARD 20MM/60CM AS:PENUMBRA RBY2C2060	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無已知副作用．	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無．	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用．
4475	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX STANDARD 3MM/5CM AS:PENUMBRA RBY2C0305	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX STANDARD 3MM/5CM AS:PENUMBRA RBY2C0305	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無已知副作用．	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無．	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用．
4476	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX STANDARD 3MM/12CM AS:PENUMBRA RBY2C0312	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX STANDARD 3MM/12CM AS:PENUMBRA RBY2C0312	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無已知副作用．	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無．	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用．
4477	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX STANDARD 3MM/20CM AS:PENUMBRA RBY2C0320	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX STANDARD 3MM/20CM AS:PENUMBRA RBY2C0320	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無已知副作用．	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無．	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用．
4478	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX STANDARD 4MM/10CM AS:PENUMBRA RBY2C0410	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX STANDARD 4MM/10CM AS:PENUMBRA RBY2C0410	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無已知副作用．	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無．	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用．
4479	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX STANDARD 4MM/15CM AS:PENUMBRA RBY2C0415	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX STANDARD 4MM/15CM AS:PENUMBRA RBY2C0415	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無已知副作用．	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無．	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用．
4480	瑞彼栓塞環系統 COMPLEX STANDARD 4MM/20CM AS:PENUMBRA RBY2C0420	RUBY COIL SYSTEM COMPLEX STANDARD 4MM/20CM AS:PENUMBRA RBY2C0420	治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無已知副作用．	Ruby栓塞環適用於治療週邊脈管系統中的動脈和靜脈栓塞．	無．	35000	CMZ027300001	需有專科執照醫師使用．

4481	百歐森偉伯司特奔銳導航安可高密度標測導管 D:7F C:F L:115CM SPACING:4-4-4MM AS:BW	BIOSENSE WEBSTER PENTARAY NAV ECO HIGH-DENSITY MAPPING CATHETER D:7F C:F L:115CM SPACING:4-4-4MM AS:BW	本裝置用於搭配 CARTO 3 EP電生理構圖系統進行心臟的電生理繪圖，可以再複雜性心律不整使用，能夠快速並且高密度繪出心臟個腔室的電路走向。	無	本裝置用於搭配 CARTO 3 EP電生理構圖系統進行心臟的電生理繪圖，可以再複雜性心律不整使用，能夠快速並且高密度繪出心臟個腔室的電路走向。	目前未有類似之健保給付品。	95000	CXZ026698001	沒有證據表明本裝置用於射頻 (RF)電燒是安全和有效的。此導管可能不適用於進行人工瓣膜置換術的患者。心導管術的相對禁忌症為活性全身感染。不宜採用順行法對心臟腔室內有血栓、黏液瘤或心房間阻塞或有缺陷的患者進行治療。
4482	百歐森偉伯司特奔銳導航安可高密度標測導管 D:7F C:F L:115CM SPACING:2-6-2MM AS:BW	BIOSENSE WEBSTER PENTARAY NAV ECO HIGH-DENSITY MAPPING CATHETER D:7F C:F L:115CM SPACING:2-6-2MM AS:BW	本裝置用於搭配 CARTO 3 EP電生理構圖系統進行心臟的電生理繪圖，可以再複雜性心律不整使用，能夠快速並且高密度繪出心臟個腔室的電路走向。	無	本裝置用於搭配 CARTO 3 EP電生理構圖系統進行心臟的電生理繪圖，可以再複雜性心律不整使用，能夠快速並且高密度繪出心臟個腔室的電路走向。	目前未有類似之健保給付品。	95000	CXZ026698001	沒有證據表明本裝置用於射頻 (RF)電燒是安全和有效的。此導管可能不適用於進行人工瓣膜置換術的患者。心導管術的相對禁忌症為活性全身感染。不宜採用順行法對心臟腔室內有血栓、黏液瘤或心房間阻塞或有缺陷的患者進行治療。
4483	百歐森偉伯司特奔銳導航安可高密度標測導管 D:7F C:F L:115CM SPACING:1-8-1MM AS:BW	BIOSENSE WEBSTER PENTARAY NAV ECO HIGH-DENSITY MAPPING CATHETER D:7F C:F L:115CM SPACING:1-8-1MM AS:BW	本裝置用於搭配 CARTO 3 EP電生理構圖系統進行心臟的電生理繪圖，可以再複雜性心律不整使用，能夠快速並且高密度繪出心臟個腔室的電路走向。	無	本裝置用於搭配 CARTO 3 EP電生理構圖系統進行心臟的電生理繪圖，可以再複雜性心律不整使用，能夠快速並且高密度繪出心臟個腔室的電路走向。	目前未有類似之健保給付品。	95000	CXZ026698001	沒有證據表明本裝置用於射頻 (RF)電燒是安全和有效的。此導管可能不適用於進行人工瓣膜置換術的患者。心導管術的相對禁忌症為活性全身感染。不宜採用順行法對心臟腔室內有血栓、黏液瘤或心房間阻塞或有缺陷的患者進行治療。
4484	百歐森偉伯司特奔銳導航安可高密度標測導管 D:7F C:D L:115CM SPACING:4-4-4MM AS:BW	BIOSENSE WEBSTER PENTARAY NAV ECO HIGH-DENSITY MAPPING CATHETER D:7F C:D L:115CM SPACING:4-4-4MM AS:BW	本裝置用於搭配 CARTO 3 EP電生理構圖系統進行心臟的電生理繪圖，可以再複雜性心律不整使用，能夠快速並且高密度繪出心臟個腔室的電路走向。	無	本裝置用於搭配 CARTO 3 EP電生理構圖系統進行心臟的電生理繪圖，可以再複雜性心律不整使用，能夠快速並且高密度繪出心臟個腔室的電路走向。	目前未有類似之健保給付品。	95000	CXZ026698001	沒有證據表明本裝置用於射頻 (RF)電燒是安全和有效的。此導管可能不適用於進行人工瓣膜置換術的患者。心導管術的相對禁忌症為活性全身感染。不宜採用順行法對心臟腔室內有血栓、黏液瘤或心房間阻塞或有缺陷的患者進行治療。
4485	百歐森偉伯司特奔銳導航安可高密度標測導管 D:7F C:D L:115CM SPACING:2-6-2MM AS:BW	BIOSENSE WEBSTER PENTARAY NAV ECO HIGH-DENSITY MAPPING CATHETER D:7F C:D L:115CM SPACING:2-6-2MM AS:BW	本裝置用於搭配 CARTO 3 EP電生理構圖系統進行心臟的電生理繪圖，可以再複雜性心律不整使用，能夠快速並且高密度繪出心臟個腔室的電路走向。	無	本裝置用於搭配 CARTO 3 EP電生理構圖系統進行心臟的電生理繪圖，可以再複雜性心律不整使用，能夠快速並且高密度繪出心臟個腔室的電路走向。	目前未有類似之健保給付品。	95000	CXZ026698001	沒有證據表明本裝置用於射頻 (RF)電燒是安全和有效的。此導管可能不適用於進行人工瓣膜置換術的患者。心導管術的相對禁忌症為活性全身感染。不宜採用順行法對心臟腔室內有血栓、黏液瘤或心房間阻塞或有缺陷的患者進行治療。
4486	百歐森偉伯司特奔銳導航安可高密度標測導管 D:7F C:D L:115CM SPACING:1-8-1MM AS:BW	BIOSENSE WEBSTER PENTARAY NAV ECO HIGH-DENSITY MAPPING CATHETER D:7F C:D L:115CM SPACING:1-8-1MM AS:BW	本裝置用於搭配 CARTO 3 EP電生理構圖系統進行心臟的電生理繪圖，可以再複雜性心律不整使用，能夠快速並且高密度繪出心臟個腔室的電路走向。	無	本裝置用於搭配 CARTO 3 EP電生理構圖系統進行心臟的電生理繪圖，可以再複雜性心律不整使用，能夠快速並且高密度繪出心臟個腔室的電路走向。	目前未有類似之健保給付品。	95000	CXZ026698001	沒有證據表明本裝置用於射頻 (RF)電燒是安全和有效的。此導管可能不適用於進行人工瓣膜置換術的患者。心導管術的相對禁忌症為活性全身感染。不宜採用順行法對心臟腔室內有血栓、黏液瘤或心房間阻塞或有缺陷的患者進行治療。
4487	拜歐博水平距骨下關節植入系統 BIOPRO HORIZON SUBTALAR IMPLANT 6MM AS:BIOPRO 17478	BIOPRO HORIZON SUBTALAR IMPLANT 6MM AS:BIOPRO 17478	用以幫助治療扁平足，穩定距下關節。此系統為優於現行之「後足關節固定術、三關節固定術」。	併發症包括:手術部位的感染、疼痛、紅腫、發炎、對植入物的產生過敏反應、植入物鬆脫、應力遮蔽效應影響骨骼再生。	鈍的螺紋設計避免刺激周圍骨頭級組織。鈦合金植體具良好生物相容性，規格最小為6mm，適合較年輕及跗骨實較小之患者。	小傷口手術，且手術時間短，住院時間較短，減少手術風險及復原快。	50000	FBZ029455001	拜歌博"水平距骨下關節植入系統不適用於:(1)關節感染之患者(2)局部或全身性感染(3)骨缺損或嚴重結構異常。
4488	拜歐博水平距骨下關節植入系統 BIOPRO HORIZON SUBTALAR IMPLANT 8MM AS:BIOPRO 17221	BIOPRO HORIZON SUBTALAR IMPLANT 8MM AS:BIOPRO 17221	用以幫助治療扁平足，穩定距下關節。此系統為優於現行之「後足關節固定術、三關節固定術」。	併發症包括:手術部位的感染、疼痛、紅腫、發炎、對植入物的產生過敏反應、植入物鬆脫、應力遮蔽效應影響骨骼再生。	鈍的螺紋設計避免刺激周圍骨頭級組織。鈦合金植體具良好生物相容性，規格最小為6mm，適合較年輕及跗骨實較小之患者。	小傷口手術，且手術時間短，住院時間較短，減少手術風險及復原快。	50000	FBZ029455001	拜歌博"水平距骨下關節植入系統不適用於:(1)關節感染之患者(2)局部或全身性感染(3)骨缺損或嚴重結構異常。
4489	拜歐博水平距骨下關節植入系統 BIOPRO HORIZON SUBTALAR IMPLANT 9MM AS:BIOPRO 17222	BIOPRO HORIZON SUBTALAR IMPLANT 9MM AS:BIOPRO 17222	用以幫助治療扁平足，穩定距下關節。此系統為優於現行之「後足關節固定術、三關節固定術」。	併發症包括:手術部位的感染、疼痛、紅腫、發炎、對植入物的產生過敏反應、植入物鬆脫、應力遮蔽效應影響骨骼再生。	鈍的螺紋設計避免刺激周圍骨頭級組織。鈦合金植體具良好生物相容性，規格最小為6mm，適合較年輕及跗骨實較小之患者。	小傷口手術，且手術時間短，住院時間較短，減少手術風險及復原快。	50000	FBZ029455001	拜歌博"水平距骨下關節植入系統不適用於:(1)關節感染之患者(2)局部或全身性感染(3)骨缺損或嚴重結構異常。
4490	拜歐博水平距骨下關節植入系統 BIOPRO HORIZON SUBTALAR IMPLANT 10MM AS:BIOPRO 17223	BIOPRO HORIZON SUBTALAR IMPLANT 10MM AS:BIOPRO 17223	用以幫助治療扁平足，穩定距下關節。此系統為優於現行之「後足關節固定術、三關節固定術」。	併發症包括:手術部位的感染、疼痛、紅腫、發炎、對植入物的產生過敏反應、植入物鬆脫、應力遮蔽效應影響骨骼再生。	鈍的螺紋設計避免刺激周圍骨頭級組織。鈦合金植體具良好生物相容性，規格最小為6mm，適合較年輕及跗骨實較小之患者。	小傷口手術，且手術時間短，住院時間較短，減少手術風險及復原快。	50000	FBZ029455001	拜歌博"水平距骨下關節植入系統不適用於:(1)關節感染之患者(2)局部或全身性感染(3)骨缺損或嚴重結構異常。
4491	拜歐博水平距骨下關節植入系統 BIOPRO HORIZON SUBTALAR IMPLANT 11MM AS:BIOPRO 17224	BIOPRO HORIZON SUBTALAR IMPLANT 11MM AS:BIOPRO 17224	用以幫助治療扁平足，穩定距下關節。此系統為優於現行之「後足關節固定術、三關節固定術」。	併發症包括:手術部位的感染、疼痛、紅腫、發炎、對植入物的產生過敏反應、植入物鬆脫、應力遮蔽效應影響骨骼再生。	鈍的螺紋設計避免刺激周圍骨頭級組織。鈦合金植體具良好生物相容性，規格最小為6mm，適合較年輕及跗骨實較小之患者。	小傷口手術，且手術時間短，住院時間較短，減少手術風險及復原快。	50000	FBZ029455001	拜歌博"水平距骨下關節植入系統不適用於:(1)關節感染之患者(2)局部或全身性感染(3)骨缺損或嚴重結構異常。
4492	拜歐博水平距骨下關節植入系統 BIOPRO HORIZON SUBTALAR IMPLANT 12MM AS:BIOPRO 17225	BIOPRO HORIZON SUBTALAR IMPLANT 12MM AS:BIOPRO 17225	用以幫助治療扁平足，穩定距下關節。此系統為優於現行之「後足關節固定術、三關節固定術」。	併發症包括:手術部位的感染、疼痛、紅腫、發炎、對植入物的產生過敏反應、植入物鬆脫、應力遮蔽效應影響骨骼再生。	鈍的螺紋設計避免刺激周圍骨頭級組織。鈦合金植體具良好生物相容性，規格最小為6mm，適合較年輕及跗骨實較小之患者。	小傷口手術，且手術時間短，住院時間較短，減少手術風險及復原快。	50000	FBZ029455001	拜歌博"水平距骨下關節植入系統不適用於:(1)關節感染之患者(2)局部或全身性感染(3)骨缺損或嚴重結構異常。
4493	電動頭顱鑽馬達系統 2MM FULTED BALL圓型鑽頭 AS:ANSPACH QD112SB	HIGH PERFORMANCE INSTRUMENT SYSTEM 2MM FULTED BALL圓型鑽頭 AS:ANSPACH QD112SB	開脊椎融合手術時，能在精密的手術顯微鏡下，安全穩定磨除壓迫到神經的軟骨部位。	所有有關不使用超高速電鑽組作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括；手術時間延長，病人麻醉時間變長，若電鑽本身不穩定，會產生跳動增加手術的危險。	本身轉速輸出穩定，不會跳動，機器內建有自動冷卻系統，運轉時不會因馬達主機過熱導致動力下降，而影響開刀，有各種的接頭及鑽頭可選擇適用於各種的手術。	ANSPACH電鑽組用於開顱手術，適用於神經外科25種術式，此超高速電鑽組轉速輸出穩定不跳動。	6300	FNX011461001	鑽頭皆為拋棄式，不能重消毒再使用，才不會因鑽頭的不利影響開刀及損壞主機接頭軸承。
4494	電動頭顱鑽馬達系統 3MM FULTED BALL圓型鑽頭 AS:ANSPACH QD113SB	HIGH PERFORMANCE INSTRUMENT SYSTEM 3MM FULTED BALL圓型鑽頭 AS:ANSPACH QD113SB	開脊椎融合手術時，能在精密的手術顯微鏡下，安全穩定磨除壓迫到神經的軟骨部位。	所有有關不使用超高速電鑽組作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括；手術時間延長，病人麻醉時間變長，若電鑽本身不穩定，會產生跳動增加手術的危險。	本身轉速輸出穩定，不會跳動，機器內建有自動冷卻系統，運轉時不會因馬達主機過熱導致動力下降，而影響開刀，有各種的接頭及鑽頭可選擇適用於各種的手術。	ANSPACH電鑽組用於開顱手術，適用於神經外科25種術式，此超高速電鑽組轉速輸出穩定不跳動。	6300	FNX011461001	鑽頭皆為拋棄式，不能重消毒再使用，才不會因鑽頭的不利影響開刀及損壞主機接頭軸承。
4495	電動頭顱鑽馬達系統 1.4MM X 12.8MM FULTED ROUTER 針型鑽頭 AS:ANSPACH S1R	HIGH PERFORMANCE INSTRUMENT SYSTEM 1.4MM X 12.8MM FULTED ROUTER 針型鑽頭 AS:ANSPACH S1R	開脊椎融合手術時，能在精密的手術顯微鏡下，安全穩定磨除壓迫到神經的軟骨部位。	所有有關不使用超高速電鑽組作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括；手術時間延長，病人麻醉時間變長，若電鑽本身不穩定，會產生跳動增加手術的危險。	本身轉速輸出穩定，不會跳動，機器內建有自動冷卻系統，運轉時不會因馬達主機過熱導致動力下降，而影響開刀，有各種的接頭及鑽頭可選擇適用於各種的手術。	ANSPACH電鑽組用於開顱手術，適用於神經外科25種術式，此超高速電鑽組轉速輸出穩定不跳動。	6300	FNX011461001	鑽頭皆為拋棄式，不能重消毒再使用，才不會因鑽頭的不利影響開刀及損壞主機接頭軸承。
4496	電動頭顱鑽馬達系統 3.2MM FLUTED CARBIDE SIDE CUTTER AS:ANSPACH MHD15C	HIGH PERFORMANCE INSTRUMENT SYSTEM 3.2MM FLUTED CARBIDE SIDE CUTTER AS:ANSPACH MHD15C	開脊椎融合手術時，能在精密的手術顯微鏡下，安全穩定磨除壓迫到神經的軟骨部位。	所有有關不使用超高速電鑽組作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括；手術時間延長，病人麻醉時間變長，若電鑽本身不穩定，會產生跳動增加手術的危險。	本身轉速輸出穩定，不會跳動，機器內建有自動冷卻系統，運轉時不會因馬達主機過熱導致動力下降，而影響開刀，有各種的接頭及鑽頭可選擇適用於各種的手術。	ANSPACH電鑽組用於開顱手術，適用於神經外科25種術式，此超高速電鑽組轉速輸出穩定不跳動。	13500	FNX011461001	鑽頭皆為拋棄式，不能重消毒再使用，才不會因鑽頭的不利影響開刀及損壞主機接頭軸承。
4497	電動頭顱鑽馬達系統 17MM DIAMOND DISC 平面鑽石型鑽頭 AS:ANSPACH MHD17DD	HIGH PERFORMANCE INSTRUMENT SYSTEM 17MM DIAMOND DISC AS:ANSPACH MHD17DD	開脊椎融合手術時，能在精密的手術顯微鏡下，安全穩定磨除壓迫到神經的軟骨部位。	所有有關不使用超高速電鑽組作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括；手術時間延長，病人麻醉時間變長，若電鑽本身不穩定，會產生跳動增加手術的危險。	本身轉速輸出穩定，不會跳動，機器內建有自動冷卻系統，運轉時不會因馬達主機過熱導致動力下降，而影響開刀，有各種的接頭及鑽頭可選擇適用於各種的手術。	ANSPACH電鑽組用於開顱手術，適用於神經外科25種術式，此超高速電鑽組轉速輸出穩定不跳動。	13500	FNX011461001	鑽頭皆為拋棄式，不能重消毒再使用，才不會因鑽頭的不利影響開刀及損壞主機接頭軸承。

4498	互鎖式轉子順行髓內釘 TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 10MMX30CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7230	TAN ANTEGRADE NECK ANGLE 135 LEFT 10MMX30CM AS:SMITH & NEPHEW 7163-7230	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
4499	電動工具系統 HI LINE XXS DISP DIAMOND BURR II D3.0MM AS:AESCULAP GE816SU	MICROSPEED UNI MOTOR SYSTEM HI LINE XXS DISP DIAMOND BURR II D3.0MM AS:AESCULAP GE816SU	用於骨科/創傷、神經手術、脊椎手術、手/足手術、耳鼻喉(ENT)/口腔顎顏面 (OMF)手術、整型手術	無	本產品為通用系統，具有多種應用、系統配置，並有多種功能，一般用於改變人類解剖結構	"手術過程面使用耗材,無特殊療效"	12500	FNX028026001	安裝/拆卸鑽頭時，請握住鑽頭柄部，切勿碰觸切割面，操作期間，必須持續冷卻鑽頭，高溫鑽頭，必須置於患者接觸不到的地方．
4500	可旋轉重覆開閉軟組織夾 有PE塗層打開夾子11MM長度1650MM AS:MICRO-TECH ROCC-D-26-165-C	STERILEREPOSITIONABLEHEMOSTASISCLIPPING PECOVEROPENINGLENGTH11MMLENGTH1650MM AS:MICRO-TECH ROCC-D-26-165-C	功能或效果優於傳統治療方式	可能發生的併發症:1.患者組織發炎、穿孔、出血或者黏膜2.感染、敗血症3.可能存在目前尚不知道或未觀察到的併發症4.夾子的材質為不銹鋼，對金屬過敏者禁用．	1.內視鏡下做標記2.用於下列組織止血(a)直徑小於3cm的黏膜/黏膜下層破損(b)血出性瀆瘍(c)直徑小於1.5cm的息肉(d)結腸內的憩室3.當腸胃道內腔壁的穿孔小於20mm，且可以進行保守治療時，可使用本器械作為助治療．	無	2280	SSZ000797001	無
4501	可旋轉重覆開閉軟組織夾 有PE塗層打開夾子11MM長度1950MM AS:MICRO-TECH ROCC-D-26-195-C	STERILEREPOSITIONABLEHEMOSTASISCLIPPING PECOVEROPENINGLENGTH11MMLENGTH1950MM AS:MICRO-TECH ROCC-D-26-195-C	功能或效果優於傳統治療方式	可能發生的併發症:1.患者組織發炎、穿孔、出血或者黏膜2.感染、敗血症3.可能存在目前尚不知道或未觀察到的併發症4.夾子的材質為不銹鋼，對金屬過敏者禁用．	1.內視鏡下做標記2.用於下列組織止血(a)直徑小於3cm的黏膜/黏膜下層破損(b)血出性瀆瘍(c)直徑小於1.5cm的息肉(d)結腸內的憩室3.當腸胃道內腔壁的穿孔小於20mm，且可以進行保守治療時，可使用本器械作為助治療．	無	2280	SSZ000797001	無
4502	可旋轉重覆開閉軟組織夾 有PE塗層打開夾子11MM長度2700MM AS:MICRO-TECH ROCC-D-26-270-C	STERILEREPOSITIONABLEHEMOSTASISCLIPPING PECOVEROPENINGLENGTH11MMLENGTH2700MM AS:MICRO-TECH ROCC-D-26-270-C	功能或效果優於傳統治療方式	可能發生的併發症:1.患者組織發炎、穿孔、出血或者黏膜2.感染、敗血症3.可能存在目前尚不知道或未觀察到的併發症4.夾子的材質為不銹鋼，對金屬過敏者禁用．	1.內視鏡下做標記2.用於下列組織止血(a)直徑小於3cm的黏膜/黏膜下層破損(b)血出性瀆瘍(c)直徑小於1.5cm的息肉(d)結腸內的憩室3.當腸胃道內腔壁的穿孔小於20mm，且可以進行保守治療時，可使用本器械作為助治療．	無	2280	SSZ000797001	無
4503	可旋轉重覆開閉軟組織夾 有PE塗層打開夾子16MM長度1650MM AS:MICRO-TECH ROCC-F-26-165-C	STERILEREPOSITIONABLEHEMOSTASISCLIPPING PECOVEROPENINGLENGTH16MMLENGTH1650MM AS:MICRO-TECH ROCC-F-26-165-C	功能或效果優於傳統治療方式	可能發生的併發症:1.患者組織發炎、穿孔、出血或者黏膜2.感染、敗血症3.可能存在目前尚不知道或未觀察到的併發症4.夾子的材質為不銹鋼，對金屬過敏者禁用．	1.內視鏡下做標記2.用於下列組織止血(a)直徑小於3cm的黏膜/黏膜下層破損(b)血出性瀆瘍(c)直徑小於1.5cm的息肉(d)結腸內的憩室3.當腸胃道內腔壁的穿孔小於20mm，且可以進行保守治療時，可使用本器械作為助治療．	無	4300	SSZ000797001	無
4504	可旋轉重覆開閉軟組織夾 有PE塗層打開夾子16MM長度1950MM AS:MICRO-TECH ROCC-F-26-195-C	STERILEREPOSITIONABLEHEMOSTASISCLIPPING PECOVEROPENINGLENGTH16MMLENGTH1950MM AS:MICRO-TECH ROCC-F-26-195-C	功能或效果優於傳統治療方式	可能發生的併發症:1.患者組織發炎、穿孔、出血或者黏膜2.感染、敗血症3.可能存在目前尚不知道或未觀察到的併發症4.夾子的材質為不銹鋼，對金屬過敏者禁用．	1.內視鏡下做標記2.用於下列組織止血(a)直徑小於3cm的黏膜/黏膜下層破損(b)血出性瀆瘍(c)直徑小於1.5cm的息肉(d)結腸內的憩室3.當腸胃道內腔壁的穿孔小於20mm，且可以進行保守治療時，可使用本器械作為助治療．	無	4300	SSZ000797001	無
4505	可旋轉重覆開閉軟組織夾 有PE塗層打開夾子16MM長度2700MM AS:MICRO-TECH ROCC-F-26-270-C	STERILEREPOSITIONABLEHEMOSTASISCLIPPING PECOVEROPENINGLENGTH16MMLENGTH2700MM AS:MICRO-TECH ROCC-F-26-270-C	功能或效果優於傳統治療方式	可能發生的併發症:1.患者組織發炎、穿孔、出血或者黏膜2.感染、敗血症3.可能存在目前尚不知道或未觀察到的併發症4.夾子的材質為不銹鋼，對金屬過敏者禁用．	1.內視鏡下做標記2.用於下列組織止血(a)直徑小於3cm的黏膜/黏膜下層破損(b)血出性瀆瘍(c)直徑小於1.5cm的息肉(d)結腸內的憩室3.當腸胃道內腔壁的穿孔小於20mm，且可以進行保守治療時，可使用本器械作為助治療．	無	4300	SSZ000797001	無
4506	梅翠思肋骨固定系統？預成型骨板 左 15洞 AS:信迪思 04.501.001	MATRIXRIB PRECONTOURED PLATE LEFT 15H AS:SYNTHES 04.501.001	本系統適用於正常和骨質疏鬆骨的肋骨骨折、骨頭融合及截骨之後固定及穩定。考量臨床對於肋骨骨折之病人，大多數病人無須手術治療，除非有多根肋骨骨折且合併有其他呼吸衰竭者，才會考慮手術．	所有骨板固定可能發生的副作用:1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷．2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質．3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙．4.植入物引起的疼痛．	梅翠思肋骨固定系統提供模擬人體肋骨弧型碩型的預成型骨板，能減少術中調整骨板的時間，能增加手術便利性，減少手術時間，鎖定骨釘能提供較高的固定強度及穩定度並保持良好血供．	無健保給付品	51800	FBZ026652001	選擇適合的尺寸和形狀的植入物可增加成功的機率．人體骨骼和軟組織的外力協助以達到良好的骨癒合度．同樣地，病人必須限制任何會對植入物施壓或活動到骨折部位以致延遲癒合身體活動．
4507	梅翠思肋骨固定系統？預成型骨板 左 16洞 AS:信迪思 04.501.003	MATRIXRIB PRECONTOURED PLATE LEFT 16H AS:SYNTHES 04.501.003	本系統適用於正常和骨質疏鬆骨的肋骨骨折、骨頭融合及截骨之後固定及穩定。考量臨床對於肋骨骨折之病人，大多數病人無須手術治療，除非有多根肋骨骨折且合併有其他呼吸衰竭者，才會考慮手術．	所有骨板固定可能發生的副作用:1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷．2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質．3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙．4.植入物引起的疼痛．	梅翠思肋骨固定系統提供模擬人體肋骨弧型碩型的預成型骨板，能減少術中調整骨板的時間，能增加手術便利性，減少手術時間，鎖定骨釘能提供較高的固定強度及穩定度並保持良好血供．	無健保給付品	51800	FBZ026652001	選擇適合的尺寸和形狀的植入物可增加成功的機率．人體骨骼和軟組織的外力協助以達到良好的骨癒合度．同樣地，病人必須限制任何會對植入物施壓或活動到骨折部位以致延遲癒合身體活動．
4508	梅翠思肋骨固定系統？預成型骨板 左 17洞 AS:信迪思 04.501.005	MATRIXRIB PRECONTOURED PLATE LEFT 17H AS:SYNTHES 04.501.005	本系統適用於正常和骨質疏鬆骨的肋骨骨折、骨頭融合及截骨之後固定及穩定。考量臨床對於肋骨骨折之病人，大多數病人無須手術治療，除非有多根肋骨骨折且合併有其他呼吸衰竭者，才會考慮手術．	所有骨板固定可能發生的副作用:1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷．2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質．3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙．4.植入物引起的疼痛．	梅翠思肋骨固定系統提供模擬人體肋骨弧型碩型的預成型骨板，能減少術中調整骨板的時間，能增加手術便利性，減少手術時間，鎖定骨釘能提供較高的固定強度及穩定度並保持良好血供．	無健保給付品	51800	FBZ026652001	選擇適合的尺寸和形狀的植入物可增加成功的機率．人體骨骼和軟組織的外力協助以達到良好的骨癒合度．同樣地，病人必須限制任何會對植入物施壓或活動到骨折部位以致延遲癒合身體活動．
4509	梅翠思肋骨固定系統？預成型骨板 左 18洞 AS:信迪思 04.501.007	MATRIXRIB PRECONTOURED PLATE LEFT 18H AS:SYNTHES 04.501.007	本系統適用於正常和骨質疏鬆骨的肋骨骨折、骨頭融合及截骨之後固定及穩定。考量臨床對於肋骨骨折之病人，大多數病人無須手術治療，除非有多根肋骨骨折且合併有其他呼吸衰竭者，才會考慮手術．	所有骨板固定可能發生的副作用:1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷．2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質．3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙．4.植入物引起的疼痛．	梅翠思肋骨固定系統提供模擬人體肋骨弧型碩型的預成型骨板，能減少術中調整骨板的時間，能增加手術便利性，減少手術時間，鎖定骨釘能提供較高的固定強度及穩定度並保持良好血供．	無健保給付品	51800	FBZ026652001	選擇適合的尺寸和形狀的植入物可增加成功的機率．人體骨骼和軟組織的外力協助以達到良好的骨癒合度．同樣地，病人必須限制任何會對植入物施壓或活動到骨折部位以致延遲癒合身體活動．
4510	梅翠思肋骨固定系統？預成型骨板 右 15洞 AS:信迪思 04.501.002	MATRIXRIB PRECONTOURED PLATE RIGHT 15H AS:SYNTHES 04.501.002	本系統適用於正常和骨質疏鬆骨的肋骨骨折、骨頭融合及截骨之後固定及穩定。考量臨床對於肋骨骨折之病人，大多數病人無須手術治療，除非有多根肋骨骨折且合併有其他呼吸衰竭者，才會考慮手術．	所有骨板固定可能發生的副作用:1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷．2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質．3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙．4.植入物引起的疼痛．	梅翠思肋骨固定系統提供模擬人體肋骨弧型碩型的預成型骨板，能減少術中調整骨板的時間，能增加手術便利性，減少手術時間，鎖定骨釘能提供較高的固定強度及穩定度並保持良好血供．	無健保給付品	51800	FBZ026652002	選擇適合的尺寸和形狀的植入物可增加成功的機率．人體骨骼和軟組織的外力協助以達到良好的骨癒合度．同樣地，病人必須限制任何會對植入物施壓或活動到骨折部位以致延遲癒合身體活動．
4511	梅翠思肋骨固定系統？預成型骨板 右 16洞 AS:信迪思 04.501.004	MATRIXRIB PRECONTOURED PLATE RIGHT 16H AS:SYNTHES 04.501.004	本系統適用於正常和骨質疏鬆骨的肋骨骨折、骨頭融合及截骨之後固定及穩定。考量臨床對於肋骨骨折之病人，大多數病人無須手術治療，除非有多根肋骨骨折且合併有其他呼吸衰竭者，才會考慮手術．	所有骨板固定可能發生的副作用:1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷．2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質．3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙．4.植入物引起的疼痛．	梅翠思肋骨固定系統提供模擬人體肋骨弧型碩型的預成型骨板，能減少術中調整骨板的時間，能增加手術便利性，減少手術時間，鎖定骨釘能提供較高的固定強度及穩定度並保持良好血供．	無健保給付品	51800	FBZ026652002	選擇適合的尺寸和形狀的植入物可增加成功的機率．人體骨骼和軟組織的外力協助以達到良好的骨癒合度．同樣地，病人必須限制任何會對植入物施壓或活動到骨折部位以致延遲癒合身體活動．
4512	梅翠思肋骨固定系統？預成型骨板 右 17洞 AS:信迪思 04.501.006	MATRIXRIB PRECONTOURED PLATE RIGHT 17H AS:SYNTHES 04.501.006	本系統適用於正常和骨質疏鬆骨的肋骨骨折、骨頭融合及截骨之後固定及穩定。考量臨床對於肋骨骨折之病人，大多數病人無須手術治療，除非有多根肋骨骨折且合併有其他呼吸衰竭者，才會考慮手術．	所有骨板固定可能發生的副作用:1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷．2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質．3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙．4.植入物引起的疼痛．	梅翠思肋骨固定系統提供模擬人體肋骨弧型碩型的預成型骨板，能減少術中調整骨板的時間，能增加手術便利性，減少手術時間，鎖定骨釘能提供較高的固定強度及穩定度並保持良好血供．	無健保給付品	51800	FBZ026652002	選擇適合的尺寸和形狀的植入物可增加成功的機率．人體骨骼和軟組織的外力協助以達到良好的骨癒合度．同樣地，病人必須限制任何會對植入物施壓或活動到骨折部位以致延遲癒合身體活動．

4513	梅翠思肋骨固定系統？預成型骨板 右 18洞 AS:信迪思 04.501.008	MATRIXRIB PRECONTOURED PLATE RIGHT 18H AS:SYNTHES 04.501.008	本系統適用於正常和骨質疏鬆骨的肋骨骨折、骨頭融合及截骨之後固定及穩定。考量臨床對於肋骨骨折之病人，大多數病人無須手術治療，除非有多根肋骨骨折且合併有其他呼吸衰竭者，才會考慮手術。	所有骨板固定可能發生的副作用:1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷。2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙。4.植入物引起的疼痛。	梅翠思肋骨固定系統提供模擬人體肋骨弧型碩型的預成型骨板，能減少術中調整骨板的時間，能增加手術便利性，減少手術時間，鎖定骨釘能提供較高的固定強度及穩定度並保持良好血供。	無健保給付品	51800	FBZ026652002	選擇適合的尺寸和形狀的植入物可增加成功的機率。人體骨骼和軟組織的外力協助以達到良好的骨癒合度。同樣地，病人必須限制任何會對植入物施壓或活動到骨折部位以致延遲癒合身體活動。
4514	梅翠思肋骨固定系統？通用型骨板 8洞 AS:信迪思 04.501.009	MATRIXRIB UNIVERSAL PLATE 8H AS:SYNTHES 04.501.009	本系統適用於正常和骨質疏鬆骨的肋骨骨折、骨頭融合及截骨之後固定及穩定。考量臨床對於肋骨骨折之病人，大多數病人無須手術治療，除非有多根肋骨骨折且合併有其他呼吸衰竭者，才會考慮手術。	所有骨板固定可能發生的副作用:1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷。2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙。4.植入物引起的疼痛。	梅翠思肋骨固定系統提供模擬人體肋骨弧型碩型的預成型骨板，能減少術中調整骨板的時間，能增加手術便利性，減少手術時間，鎖定骨釘能提供較高的固定強度及穩定度並保持良好血供。	無健保給付品	51800	FBZ026652003	選擇適合的尺寸和形狀的植入物可增加成功的機率。人體骨骼和軟組織的外力協助以達到良好的骨癒合度。同樣地，病人必須限制任何會對植入物施壓或活動到骨折部位以致延遲癒合身體活動。
4515	梅翠思肋骨固定系統？髓內夾板 小 3MM AS:信迪思 04.501.010	MATRIXRIB INTRAMEDULLARY SPLINTS SMALL SMALL WIDTH 3MM AS:SYNTHES 04.501.010	本系統適用於正常和骨質疏鬆骨的肋骨骨折、骨頭融合及截骨之後固定及穩定。考量臨床對於肋骨骨折之病人，大多數病人無須手術治療，除非有多根肋骨骨折且合併有其他呼吸衰竭者，才會考慮手術。	所有骨板固定可能發生的副作用:1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷。2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙。4.植入物引起的疼痛。	梅翠思肋骨固定系統提供模擬人體肋骨弧型碩型的預成型骨板，能減少術中調整骨板的時間，能增加手術便利性，減少手術時間，鎖定骨釘能提供較高的固定強度及穩定度並保持良好血供。	無健保給付品	51800	FBZ026652004	選擇適合的尺寸和形狀的植入物可增加成功的機率。人體骨骼和軟組織的外力協助以達到良好的骨癒合度。同樣地，病人必須限制任何會對植入物施壓或活動到骨折部位以致延遲癒合身體活動。
4516	梅翠思肋骨固定系統？髓內夾板 中 4MM AS:信迪思 04.501.011	MATRIXRIB INTRAMEDULLARY SPLINTS MEDIUM WIDTH 4MM AS:SYNTHES 04.501.011	本系統適用於正常和骨質疏鬆骨的肋骨骨折、骨頭融合及截骨之後固定及穩定。考量臨床對於肋骨骨折之病人，大多數病人無須手術治療，除非有多根肋骨骨折且合併有其他呼吸衰竭者，才會考慮手術。	所有骨板固定可能發生的副作用:1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷。2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙。4.植入物引起的疼痛。	梅翠思肋骨固定系統提供模擬人體肋骨弧型碩型的預成型骨板，能減少術中調整骨板的時間，能增加手術便利性，減少手術時間，鎖定骨釘能提供較高的固定強度及穩定度並保持良好血供。	無健保給付品	51800	FBZ026652004	選擇適合的尺寸和形狀的植入物可增加成功的機率。人體骨骼和軟組織的外力協助以達到良好的骨癒合度。同樣地，病人必須限制任何會對植入物施壓或活動到骨折部位以致延遲癒合身體活動。
4517	梅翠思肋骨固定系統？髓內夾板 大 5MM AS:信迪思 04.501.012	MATRIXRIB INTRAMEDULLARY SPLINTS LARGE WIDTH 5MM AS:SYNTHES 04.501.012	本系統適用於正常和骨質疏鬆骨的肋骨骨折、骨頭融合及截骨之後固定及穩定。考量臨床對於肋骨骨折之病人，大多數病人無須手術治療，除非有多根肋骨骨折且合併有其他呼吸衰竭者，才會考慮手術。	所有骨板固定可能發生的副作用:1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷。2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙。4.植入物引起的疼痛。	梅翠思肋骨固定系統提供模擬人體肋骨弧型碩型的預成型骨板，能減少術中調整骨板的時間，能增加手術便利性，減少手術時間，鎖定骨釘能提供較高的固定強度及穩定度並保持良好血供。	無健保給付品	51800	FBZ026652004	選擇適合的尺寸和形狀的植入物可增加成功的機率。人體骨骼和軟組織的外力協助以達到良好的骨癒合度。同樣地，病人必須限制任何會對植入物施壓或活動到骨折部位以致延遲癒合身體活動。
4518	梅翠思肋骨固定系統？鎖定骨釘 Ψ2.9MM 6MM AS:信迪思 04.501.016.01	MATRIXRIB LOCK SCREW SELF TAPPING Ψ2.9MM 6MM AS:SYNTHES 04.501.016.01	本系統適用於正常和骨質疏鬆骨的肋骨骨折、骨頭融合及截骨之後固定及穩定。考量臨床對於肋骨骨折之病人，大多數病人無須手術治療，除非有多根肋骨骨折且合併有其他呼吸衰竭者，才會考慮手術。	所有骨板固定可能發生的副作用:1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷。2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙。4.植入物引起的疼痛。	梅翠思肋骨固定系統提供模擬人體肋骨弧型碩型的預成型骨板，能減少術中調整骨板的時間，能增加手術便利性，減少手術時間，鎖定骨釘能提供較高的固定強度及穩定度並保持良好血供。	無健保給付品	4800	FBZ026652005	選擇適合的尺寸和形狀的植入物可增加成功的機率。人體骨骼和軟組織的外力協助以達到良好的骨癒合度。同樣地，病人必須限制任何會對植入物施壓或活動到骨折部位以致延遲癒合身體活動。
4519	梅翠思肋骨固定系統？鎖定骨釘 Ψ2.9MM 8MM AS:信迪思 04.501.018.01	MATRIXRIB LOCK SCREW SELF TAPPING Ψ2.9MM 8MM AS:SYNTHES 04.501.018.01	本系統適用於正常和骨質疏鬆骨的肋骨骨折、骨頭融合及截骨之後固定及穩定。考量臨床對於肋骨骨折之病人，大多數病人無須手術治療，除非有多根肋骨骨折且合併有其他呼吸衰竭者，才會考慮手術。	所有骨板固定可能發生的副作用:1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷。2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙。4.植入物引起的疼痛。	梅翠思肋骨固定系統提供模擬人體肋骨弧型碩型的預成型骨板，能減少術中調整骨板的時間，能增加手術便利性，減少手術時間，鎖定骨釘能提供較高的固定強度及穩定度並保持良好血供。	無健保給付品	4800	FBZ026652005	選擇適合的尺寸和形狀的植入物可增加成功的機率。人體骨骼和軟組織的外力協助以達到良好的骨癒合度。同樣地，病人必須限制任何會對植入物施壓或活動到骨折部位以致延遲癒合身體活動。
4520	梅翠思肋骨固定系統？鎖定骨釘 Ψ2.9MM 10MM AS:信迪思 04.501.020.01	MATRIXRIB LOCK SCREW SELF TAPPING Ψ2.9MM 10MM AS:SYNTHES 04.501.020.01	本系統適用於正常和骨質疏鬆骨的肋骨骨折、骨頭融合及截骨之後固定及穩定。考量臨床對於肋骨骨折之病人，大多數病人無須手術治療，除非有多根肋骨骨折且合併有其他呼吸衰竭者，才會考慮手術。	所有骨板固定可能發生的副作用:1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷。2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙。4.植入物引起的疼痛。	梅翠思肋骨固定系統提供模擬人體肋骨弧型碩型的預成型骨板，能減少術中調整骨板的時間，能增加手術便利性，減少手術時間，鎖定骨釘能提供較高的固定強度及穩定度並保持良好血供。	無健保給付品	4800	FBZ026652005	選擇適合的尺寸和形狀的植入物可增加成功的機率。人體骨骼和軟組織的外力協助以達到良好的骨癒合度。同樣地，病人必須限制任何會對植入物施壓或活動到骨折部位以致延遲癒合身體活動。
4521	梅翠思肋骨固定系統？鎖定骨釘 Ψ2.9MM 12MM AS:信迪思 04.501.022.01	MATRIXRIB LOCK SCREW SELF TAPPING Ψ2.9MM 12MM AS:SYNTHES 04.501.022.01	本系統適用於正常和骨質疏鬆骨的肋骨骨折、骨頭融合及截骨之後固定及穩定。考量臨床對於肋骨骨折之病人，大多數病人無須手術治療，除非有多根肋骨骨折且合併有其他呼吸衰竭者，才會考慮手術。	所有骨板固定可能發生的副作用:1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷。2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙。4.植入物引起的疼痛。	梅翠思肋骨固定系統提供模擬人體肋骨弧型碩型的預成型骨板，能減少術中調整骨板的時間，能增加手術便利性，減少手術時間，鎖定骨釘能提供較高的固定強度及穩定度並保持良好血供。	無健保給付品	4800	FBZ026652005	選擇適合的尺寸和形狀的植入物可增加成功的機率。人體骨骼和軟組織的外力協助以達到良好的骨癒合度。同樣地，病人必須限制任何會對植入物施壓或活動到骨折部位以致延遲癒合身體活動。
4522	梅翠思肋骨固定系統？鎖定骨釘 Ψ2.9MM 14MM AS:信迪思 04.501.024.01	MATRIXRIB LOCK SCREW SELF TAPPING Ψ2.9MM 14MM AS:SYNTHES 04.501.024.01	本系統適用於正常和骨質疏鬆骨的肋骨骨折、骨頭融合及截骨之後固定及穩定。考量臨床對於肋骨骨折之病人，大多數病人無須手術治療，除非有多根肋骨骨折且合併有其他呼吸衰竭者，才會考慮手術。	所有骨板固定可能發生的副作用:1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷。2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙。4.植入物引起的疼痛。	梅翠思肋骨固定系統提供模擬人體肋骨弧型碩型的預成型骨板，能減少術中調整骨板的時間，能增加手術便利性，減少手術時間，鎖定骨釘能提供較高的固定強度及穩定度並保持良好血供。	無健保給付品	4800	FBZ026652005	選擇適合的尺寸和形狀的植入物可增加成功的機率。人體骨骼和軟組織的外力協助以達到良好的骨癒合度。同樣地，病人必須限制任何會對植入物施壓或活動到骨折部位以致延遲癒合身體活動。
4523	二氧化碳血管攝影注射系統-單次使用轉接器 ANG00001 AS:ANGIODROID ANG00001	THE CO2 INJECTOR-SINGLE USE ADAPTOR ANG00001 AS:ANGIODROID ANG00001	本產品可將作為顯影劑使用之二氧化碳(CO2)按照所設定之壓力及體積注入血管。二氧化碳是一種無色、無味、不易燃且無毒的氣體，而且是細胞代謝的廢棄產物。廣泛存在於自然界的二氧化碳近來已在血管攝影術中成功被當作顯影劑使用，在血管放射顯影過程中具有極佳的效果。	噁心、疼痛、頭暈、心搏過速	本產品可將作為顯影劑使用之二氧化碳(CO2)按照所設定之壓力及體積注入血管。二氧化碳是一種無色、無味、不易燃且無毒的氣體，而且是細胞代謝的廢棄產物。廣泛存在於自然界的二氧化碳近來已在血管攝影術中成功被當作顯影劑使用，在血管放射顯影過程中具有極佳的效果。	無	10400	CEZ029038001	應注意事項:最高注射劑量：100 ml。每次注射之間必須等待至少兩分鐘。
4524	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 0° 40X22X9MM AS:SYNTHES 08.809.209S	ORACLE CAGE 0°40X22X9MM AS:SYNTHES 08.809.209S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4525	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 0° 40X22X11MM AS:SYNTHES 08.809.211S	ORACLE CAGE 0°40X22X11MM AS:SYNTHES 08.809.211S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4526	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 0° 40X22X13MM AS:SYNTHES 08.809.213S	ORACLE CAGE 0°40X22X13MM AS:SYNTHES 08.809.213S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4527	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 0° 40X22X15MM AS:SYNTHES 08.809.215S	ORACLE CAGE 0°40X22X15MM AS:SYNTHES 08.809.215S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4528	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 0° 40X22X17MM AS:SYNTHES 08.809.217S	ORACLE CAGE 0°40X22X17MM AS:SYNTHES 08.809.217S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4529	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 0° 45X22X9MM AS:SYNTHES 08.809.229S	ORACLE CAGE 0°45X22X9MM AS:SYNTHES 08.809.229S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4530	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 0° 45X22X11MM AS:SYNTHES 08.809.231S	ORACLE CAGE 0°45X22X11MM AS:SYNTHES 08.809.231S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。

4531	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 0° 45X22X13MM AS:SYNTHES 08.809.233S	ORACLE CAGE 0°45X22X13MM AS:SYNTHES 08.809.233S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4532	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 0° 45X22X15MM AS:SYNTHES 08.809.235S	ORACLE CAGE 0°45X22X15MM AS:SYNTHES 08.809.235S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4533	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 0° 45X22X17MM AS:SYNTHES 08.809.237S	ORACLE CAGE 0°45X22X17MM AS:SYNTHES 08.809.237S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4534	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 0° 50X22X9MM AS:SYNTHES 08.809.249S	ORACLE CAGE 0°50X22X9MM AS:SYNTHES 08.809.249S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4535	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 0° 50X22X11MM AS:SYNTHES 08.809.251S	ORACLE CAGE 0°50X22X11MM AS:SYNTHES 08.809.251S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4536	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 0° 50X22X13MM AS:SYNTHES 08.809.253S	ORACLE CAGE 0°50X22X13MM AS:SYNTHES 08.809.253S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4537	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 0° 50X22X15MM AS:SYNTHES 08.809.255S	ORACLE CAGE 0°50X22X15MM AS:SYNTHES 08.809.255S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4538	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 0° 50X22X17MM AS:SYNTHES 08.809.257S	ORACLE CAGE 0°50X22X17MM AS:SYNTHES 08.809.257S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4539	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 0° 55X22X9MM AS:SYNTHES 08.809.269S	ORACLE CAGE 0°55X22X9MM AS:SYNTHES 08.809.269S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4540	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 0° 55X22X11MM AS:SYNTHES 08.809.271S	ORACLE CAGE 0°55X22X11MM AS:SYNTHES 08.809.271S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4541	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 0° 55X22X13MM AS:SYNTHES 08.809.273S	ORACLE CAGE 0°55X22X13MM AS:SYNTHES 08.809.273S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4542	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 0° 55X22X15MM AS:SYNTHES 08.809.275S	ORACLE CAGE 0°55X22X15MM AS:SYNTHES 08.809.275S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4543	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 0° 55X22X17MM AS:SYNTHES 08.809.277S	ORACLE CAGE 0°55X22X17MM AS:SYNTHES 08.809.277S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4544	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 8° 40X22X9MM AS:SYNTHES 08.809.609S	ORACLE CAGE 8°40X22X9MM AS:SYNTHES 08.809.609S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4545	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 8° 40X22X11MM AS:SYNTHES 08.809.611S	ORACLE CAGE 8°40X22X11MM AS:SYNTHES 08.809.611S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4546	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 8° 40X22X13MM AS:SYNTHES 08.809.613S	ORACLE CAGE 8°40X22X13MM AS:SYNTHES 08.809.613S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4547	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 8° 40X22X15MM AS:SYNTHES 08.809.615S	ORACLE CAGE 8°40X22X15MM AS:SYNTHES 08.809.615S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4548	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 8° 40X22X17MM AS:SYNTHES 08.809.617S	ORACLE CAGE 8°40X22X17MM AS:SYNTHES 08.809.617S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4549	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 8° 45X22X9MM AS:SYNTHES 08.809.629S	ORACLE CAGE 8°45X22X9MM AS:SYNTHES 08.809.629S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4550	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 8° 45X22X11MM AS:SYNTHES 08.809.631S	ORACLE CAGE 8°45X22X11MM AS:SYNTHES 08.809.631S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4551	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 8° 45X22X13MM AS:SYNTHES 08.809.633S	ORACLE CAGE 8°45X22X13MM AS:SYNTHES 08.809.633S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4552	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 8° 45X22X15MM AS:SYNTHES 08.809.635S	ORACLE CAGE 8°45X22X15MM AS:SYNTHES 08.809.635S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4553	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 8° 45X22X17MM AS:SYNTHES 08.809.637S	ORACLE CAGE 8°45X22X17MM AS:SYNTHES 08.809.637S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4554	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 8° 50X22X9MM AS:SYNTHES 08.809.649S	ORACLE CAGE 8°50X22X9MM AS:SYNTHES 08.809.649S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4555	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 8° 50X22X11MM AS:SYNTHES 08.809.651S	ORACLE CAGE 8°50X22X11MM AS:SYNTHES 08.809.651S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4556	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 8° 50X22X13MM AS:SYNTHES 08.809.653S	ORACLE CAGE 8°50X22X13MM AS:SYNTHES 08.809.653S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4557	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 8° 50X22X15MM AS:SYNTHES 08.809.655S	ORACLE CAGE 8°50X22X15MM AS:SYNTHES 08.809.655S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4558	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 8° 50X22X17MM AS:SYNTHES 08.809.657S	ORACLE CAGE 8°50X22X17MM AS:SYNTHES 08.809.657S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4559	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 8° 55X22X9MM AS:SYNTHES 08.809.669S	ORACLE CAGE 8°55X22X9MM AS:SYNTHES 08.809.669S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4560	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 8° 55X22X11MM AS:SYNTHES 08.809.671S	ORACLE CAGE 8°55X22X11MM AS:SYNTHES 08.809.671S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4561	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 8° 55X22X13MM AS:SYNTHES 08.809.673S	ORACLE CAGE 8°55X22X13MM AS:SYNTHES 08.809.673S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4562	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 8° 55X22X15MM AS:SYNTHES 08.809.675S	ORACLE CAGE 8°55X22X15MM AS:SYNTHES 08.809.675S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。

4563	歐瑞克椎間植入物 ORACLE CAGE 8" 55X22X17MM AS:SYNTHES 08.809.677S	ORACLE CAGE 8"55X22X17MM AS:SYNTHES 08.809.677S	適用於L1-L5取代腰椎椎間盤和融合相鄰節段椎體，用於腰椎和腰?部疾病的節段性椎間盤退化疾病。	過敏、疼痛	本品由側邊切口植入，配合微創側開手術使用。	手術傷口小，肌肉破壞小，術中出血量少，感染率較低	129600	FBZ021707001	需由接受過有關骨接合術適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4564	歐速停水溶性骨用止血材 OSTENE BONE HEMOSTASIS MATERIAL 1G AS:BAXTER 1503833	OSTENE BONE HEMOSTASIS MATERIAL 1G AS:BAXTER 1503833	本產品為水溶性植入物，以控制骨表面的出血。須以無菌技術將本產品加熱至所需的硬度。	目前無已知副作用	本產品是一種水溶性手術用植入物，可提供物理性屏障之功能，以控制骨表面之出血。本產品是水溶性環氧烷共聚物混合的無菌產品。	止血棉：止血時間長易影響手術品質，且移除後有再出血的疑慮。	4000	TTZ028804003	無
4565	爾契定位導管及纜線 AS:MEDTRONIC 990063-015	ACHIEVE MAPPING CATHETER AND CABLE AS:MEDTRONIC 990063-015	本產品僅適用於心臟構造的多電極電生理定位，亦即，紀錄或刺激。可取得心房區域的電位紀錄。	插入部位血管組塞，或在心房中贓穿刺或其他程序中的穿孔，血栓或栓塞事件。	本產品是一種心臟內電生理紀錄用導管，可於電生理檢查時對心臟進行刺激。定位導管的遠端定位部分為一環形線圈構造，富有8個等距分布的電極，用以定位左心房與肺靜脈間的店傳導路徑。	無健保品項	50000	CXZ027879001	本產品僅公單一患者、單次使用。
4566	爾契定位導管及纜線 AS:MEDTRONIC 990063-020	ACHIEVE MAPPING CATHETER AND CABLE AS:MEDTRONIC 990063-020	本產品僅適用於心臟構造的多電極電生理定位，亦即，紀錄或刺激。可取得心房區域的電位紀錄。	插入部位血管組塞，或在心房中贓穿刺或其他程序中的穿孔，血栓或栓塞事件。	本產品是一種心臟內電生理紀錄用導管，可於電生理檢查時對心臟進行刺激。定位導管的遠端定位部分為一環形線圈構造，富有8個等距分布的電極，用以定位左心房與肺靜脈間的店傳導路徑。	無健保品項	50000	CXZ027879001	本產品僅公單一患者、單次使用。
4567	弗來凱可操控式套管 AS:MEDTRONIC 4FC12	FLEXCATH ADVANCE STEERABLE SHEATH AS:MEDTRONIC 4FC12	本產品用途為將導管經皮送入血管組織與心臟腔室。套管偏轉的功能可幫助導管的定位。	套管插入周邊的血管和套管和擴張放置心內時可能引發血腫、感染、血栓等併發症。	本產品是一種經皮導管導引套管，其設有一閥門可供放入、抽出及交換導管及導引導線，同時可防止空氣進入並減少失血量。套管設有一個具調節閥的側孔，提供連續滴注輸液、透過中央管腔進行注射、沖洗、抽吸採血與壓力監測等程序。	無健保品項	34500	CGZ026048001	在進行抽氣及沖洗套管前，應將導引導線及擴張器由套管移除，或將導管插入討管，已盡可能減少經由套管閥門進入的空氣。
4568	愛惜康安喜凝組織密封器可轉彎式彎型35公分 AS:NSLG2C35A	ENSEAL G2 ART CURV SEALER 35CM AS:NSLG2C35A	為高階能量器械，健保品無類似功能。	無	腹腔鏡、常規及婦科手術(包含泌尿、胸外、整形、腦切除、子宮切除、膽囊切除、沾黏、卵巢摘除等)內各種手術，以及需要進行血管結扎(切斷及密封)、組織抓取及分割操作的其他手術此外為市場上唯一具備轉彎功能的高階能量電燒，可更方便於臨床的運用。	為高階能量器械,減少對組織的熱傷害,可做抓取及分離的動作。	26000	SAY026884001	1.完全不同於市售避孕輸卵管的電凝雙極型。2.本產品不可用於避孕為目的的輸卵管結紮手術。
4569	愛惜康安喜凝組織密封器可轉彎式彎型45公分 AS:NSLG2C45A	ENSEAL G2 ART CURV SEALER 45CM AS:NSLG2C45A	為高階能量器械，健保品無類似功能。	無	腹腔鏡、常規及婦科手術(包含泌尿、胸外、整形、腦切除、子宮切除、膽囊切除、沾黏、卵巢摘除等)內各種手術，以及需要進行血管結扎(切斷及密封)、組織抓取及分割操作的其他手術此外為市場上唯一具備轉彎功能的高階能量電燒，可更方便於臨床的運用。	為高階能量器械,減少對組織的熱傷害,可做抓取及分離的動作。	26000	SAY026884001	1.完全不同於市售避孕輸卵管的電凝雙極型。2.本產品不可用於避孕為目的的輸卵管結紮手術。
4570	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X30MM AS:DEPUY SPINE 186788030	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X30MM AS:DEPUY SPINE 186788030	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，背部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	5400	FBZ017775002	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4571	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X30MM AS:DEPUY SPINE 186789030	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X30MM AS:DEPUY SPINE 186789030	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，背部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	5400	FBZ017775002	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4572	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X35MM AS:DEPUY SPINE 186789035	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X35MM AS:DEPUY SPINE 186789035	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，背部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	5400	FBZ017775002	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4573	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X40MM AS:DEPUY SPINE 186789040	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X40MM AS:DEPUY SPINE 186789040	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，背部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	5400	FBZ017775002	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4574	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X45MM AS:DEPUY SPINE 186789045	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X45MM AS:DEPUY SPINE 186789045	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，背部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	5400	FBZ017775002	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4575	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X50MM AS:DEPUY SPINE 186789050	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X50MM AS:DEPUY SPINE 186789050	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，背部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	5400	FBZ017775002	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4576	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X55MM AS:DEPUY SPINE 186789055	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X55MM AS:DEPUY SPINE 186789055	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，背部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	5400	FBZ017775002	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4577	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X60MM AS:DEPUY SPINE 186789060	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X60MM AS:DEPUY SPINE 186789060	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，背部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	5400	FBZ017775002	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4578	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X65MM AS:DEPUY SPINE 186789065	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X65MM AS:DEPUY SPINE 186789065	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，背部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	5400	FBZ017775002	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4579	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X70MM AS:DEPUY SPINE 186789070	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X70MM AS:DEPUY SPINE 186789070	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，背部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	5400	FBZ017775002	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4580	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X75MM AS:DEPUY SPINE 186789075	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X75MM AS:DEPUY SPINE 186789075	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，背部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	5400	FBZ017775002	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4581	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X80MM AS:DEPUY SPINE 186789080	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X80MM AS:DEPUY SPINE 186789080	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，背部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	5400	FBZ017775002	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。

4582	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X85MM AS:DEPUY SPINE 186789085	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X85MM AS:DEPUY SPINE 186789085	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	5400	FBZ017775002	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4583	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X90MM AS:DEPUY SPINE 186789090	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X90MM AS:DEPUY SPINE 186789090	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	5400	FBZ017775002	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4584	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X205MM AS:DEPUY SPINE 186788205	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X205MM AS:DEPUY SPINE 186788205	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4585	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X210MM AS:DEPUY SPINE 186788210	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X210MM AS:DEPUY SPINE 186788210	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4586	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X215MM AS:DEPUY SPINE 186788215	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X215MM AS:DEPUY SPINE 186788215	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4587	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X220MM AS:DEPUY SPINE 186788220	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X220MM AS:DEPUY SPINE 186788220	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4588	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X225MM AS:DEPUY SPINE 186788225	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X225MM AS:DEPUY SPINE 186788225	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4589	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X230MM AS:DEPUY SPINE 186788230	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X230MM AS:DEPUY SPINE 186788230	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4590	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X235MM AS:DEPUY SPINE 186788235	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X235MM AS:DEPUY SPINE 186788235	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4591	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X240MM AS:DEPUY SPINE 186788240	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X240MM AS:DEPUY SPINE 186788240	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4592	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X245MM AS:DEPUY SPINE 186788245	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X245MM AS:DEPUY SPINE 186788245	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4593	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X250MM AS:DEPUY SPINE 186788250	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X250MM AS:DEPUY SPINE 186788250	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4594	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X255MM AS:DEPUY SPINE 186788255	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X255MM AS:DEPUY SPINE 186788255	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4595	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X260MM AS:DEPUY SPINE 186788260	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X260MM AS:DEPUY SPINE 186788260	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4596	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X265MM AS:DEPUY SPINE 186788265	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X265MM AS:DEPUY SPINE 186788265	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4597	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X270MM AS:DEPUY SPINE 186788270	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X270MM AS:DEPUY SPINE 186788270	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4598	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X275MM AS:DEPUY SPINE 186788275	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X275MM AS:DEPUY SPINE 186788275	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4599	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X280MM AS:DEPUY SPINE 186788280	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X280MM AS:DEPUY SPINE 186788280	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4600	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X285MM AS:DEPUY SPINE 186788285	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X285MM AS:DEPUY SPINE 186788285	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。

4601	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X290MM AS:DEPUY SPINE 186788290	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X290MM AS:DEPUY SPINE 186788290	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4602	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X295MM AS:DEPUY SPINE 186788295	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X295MM AS:DEPUY SPINE 186788295	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4603	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X300MM AS:DEPUY SPINE 186788300	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X300MM AS:DEPUY SPINE 186788300	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4604	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X305MM AS:DEPUY SPINE 186788305	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X305MM AS:DEPUY SPINE 186788305	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4605	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X310MM AS:DEPUY SPINE 186788310	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X310MM AS:DEPUY SPINE 186788310	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4606	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X315MM AS:DEPUY SPINE 186788315	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X315MM AS:DEPUY SPINE 186788315	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4607	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X320MM AS:DEPUY SPINE 186788320	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X320MM AS:DEPUY SPINE 186788320	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4608	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X325MM AS:DEPUY SPINE 186788325	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X325MM AS:DEPUY SPINE 186788325	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4609	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X330MM AS:DEPUY SPINE 186788330	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X330MM AS:DEPUY SPINE 186788330	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4610	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X335MM AS:DEPUY SPINE 186788335	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X335MM AS:DEPUY SPINE 186788335	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4611	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X340MM AS:DEPUY SPINE 186788340	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X340MM AS:DEPUY SPINE 186788340	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4612	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X345MM AS:DEPUY SPINE 186788345	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X345MM AS:DEPUY SPINE 186788345	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4613	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X350MM AS:DEPUY SPINE 186788350	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X350MM AS:DEPUY SPINE 186788350	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4614	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X355MM AS:DEPUY SPINE 186788355	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X355MM AS:DEPUY SPINE 186788355	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4615	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X360MM AS:DEPUY SPINE 186788360	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X360MM AS:DEPUY SPINE 186788360	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4616	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X365MM AS:DEPUY SPINE 186788365	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X365MM AS:DEPUY SPINE 186788365	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4617	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X370MM AS:DEPUY SPINE 186788370	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X370MM AS:DEPUY SPINE 186788370	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4618	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X375MM AS:DEPUY SPINE 186788375	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X375MM AS:DEPUY SPINE 186788375	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4619	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X380MM AS:DEPUY SPINE 186788380	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X380MM AS:DEPUY SPINE 186788380	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。

4620	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X385MM AS:DEPUY SPINE 186788385	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X385MM AS:DEPUY SPINE 186788385	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4621	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X390MM AS:DEPUY SPINE 186788390	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X390MM AS:DEPUY SPINE 186788390	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4622	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X395MM AS:DEPUY SPINE 186788395	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X395MM AS:DEPUY SPINE 186788395	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4623	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X400MM AS:DEPUY SPINE 186788400	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X400MM AS:DEPUY SPINE 186788400	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4624	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X405MM AS:DEPUY SPINE 186788405	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X405MM AS:DEPUY SPINE 186788405	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4625	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X410MM AS:DEPUY SPINE 186788410	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X410MM AS:DEPUY SPINE 186788410	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4626	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X415MM AS:DEPUY SPINE 186788415	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X415MM AS:DEPUY SPINE 186788415	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4627	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X420MM AS:DEPUY SPINE 186788420	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X420MM AS:DEPUY SPINE 186788420	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4628	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X425MM AS:DEPUY SPINE 186788425	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X425MM AS:DEPUY SPINE 186788425	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4629	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X430MM AS:DEPUY SPINE 186788430	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X430MM AS:DEPUY SPINE 186788430	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4630	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X435MM AS:DEPUY SPINE 186788435	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X435MM AS:DEPUY SPINE 186788435	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4631	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X440MM AS:DEPUY SPINE 186788440	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X440MM AS:DEPUY SPINE 186788440	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4632	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X445MM AS:DEPUY SPINE 186788445	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X445MM AS:DEPUY SPINE 186788445	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4633	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X450MM AS:DEPUY SPINE 186788450	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X450MM AS:DEPUY SPINE 186788450	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4634	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X455MM AS:DEPUY SPINE 186788455	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X455MM AS:DEPUY SPINE 186788455	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4635	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X460MM AS:DEPUY SPINE 186788460	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X460MM AS:DEPUY SPINE 186788460	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4636	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X465MM AS:DEPUY SPINE 186788465	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X465MM AS:DEPUY SPINE 186788465	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4637	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X470MM AS:DEPUY SPINE 186788470	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X470MM AS:DEPUY SPINE 186788470	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4638	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X475MM AS:DEPUY SPINE 186788475	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X475MM AS:DEPUY SPINE 186788475	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骶成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。

4639	微博後彎固定桿 VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X480MM AS:DEPUY SPINE 186788480	VIPER2 LORDOSED ROD 5.5X480MM AS:DEPUY SPINE 186788480	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4640	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X95MM AS:DEPUY SPINE 186789095	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X95MM AS:DEPUY SPINE 186789095	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4641	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X100MM AS:DEPUY SPINE 186789100	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X100MM AS:DEPUY SPINE 186789100	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4642	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X105MM AS:DEPUY SPINE 186789105	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X105MM AS:DEPUY SPINE 186789105	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4643	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X110MM AS:DEPUY SPINE 186789110	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X110MM AS:DEPUY SPINE 186789110	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4644	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X115MM AS:DEPUY SPINE 186789115	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X115MM AS:DEPUY SPINE 186789115	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4645	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X120MM AS:DEPUY SPINE 186789120	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X120MM AS:DEPUY SPINE 186789120	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4646	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X125MM AS:DEPUY SPINE 186789125	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X125MM AS:DEPUY SPINE 186789125	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4647	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X130MM AS:DEPUY SPINE 186789130	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X130MM AS:DEPUY SPINE 186789130	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4648	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X135MM AS:DEPUY SPINE 186789135	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X135MM AS:DEPUY SPINE 186789135	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4649	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X140MM AS:DEPUY SPINE 186789140	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X140MM AS:DEPUY SPINE 186789140	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4650	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X145MM AS:DEPUY SPINE 186789145	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X145MM AS:DEPUY SPINE 186789145	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4651	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X150MM AS:DEPUY SPINE 186789150	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X150MM AS:DEPUY SPINE 186789150	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4652	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X155MM AS:DEPUY SPINE 186789155	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X155MM AS:DEPUY SPINE 186789155	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4653	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X160MM AS:DEPUY SPINE 186789160	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X160MM AS:DEPUY SPINE 186789160	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4654	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X165MM AS:DEPUY SPINE 186789165	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X165MM AS:DEPUY SPINE 186789165	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4655	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X170MM AS:DEPUY SPINE 186789170	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X170MM AS:DEPUY SPINE 186789170	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4656	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X175MM AS:DEPUY SPINE 186789175	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X175MM AS:DEPUY SPINE 186789175	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4657	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X180MM AS:DEPUY SPINE 186789180	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X180MM AS:DEPUY SPINE 186789180	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。

4658	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X185MM AS:DEPUY SPINE 186789185	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X185MM AS:DEPUY SPINE 186789185	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4659	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X190MM AS:DEPUY SPINE 186789190	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X190MM AS:DEPUY SPINE 186789190	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4660	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X195MM AS:DEPUY SPINE 186789195	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X195MM AS:DEPUY SPINE 186789195	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4661	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X200MM AS:DEPUY SPINE 186789200	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X200MM AS:DEPUY SPINE 186789200	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4662	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X205MM AS:DEPUY SPINE 186789205	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X205MM AS:DEPUY SPINE 186789205	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4663	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X210MM AS:DEPUY SPINE 186789210	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X210MM AS:DEPUY SPINE 186789210	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4664	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X215MM AS:DEPUY SPINE 186789215	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X215MM AS:DEPUY SPINE 186789215	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4665	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X220MM AS:DEPUY SPINE 186789220	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X220MM AS:DEPUY SPINE 186789220	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4666	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X225MM AS:DEPUY SPINE 186789225	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X225MM AS:DEPUY SPINE 186789225	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4667	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X230MM AS:DEPUY SPINE 186789230	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X230MM AS:DEPUY SPINE 186789230	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4668	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X235MM AS:DEPUY SPINE 186789235	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X235MM AS:DEPUY SPINE 186789235	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4669	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X240MM AS:DEPUY SPINE 186789240	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X240MM AS:DEPUY SPINE 186789240	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4670	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X245MM AS:DEPUY SPINE 186789245	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X245MM AS:DEPUY SPINE 186789245	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4671	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X250MM AS:DEPUY SPINE 186789250	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X250MM AS:DEPUY SPINE 186789250	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4672	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X255MM AS:DEPUY SPINE 186789255	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X255MM AS:DEPUY SPINE 186789255	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4673	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X260MM AS:DEPUY SPINE 186789260	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X260MM AS:DEPUY SPINE 186789260	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4674	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X265MM AS:DEPUY SPINE 186789265	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X265MM AS:DEPUY SPINE 186789265	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4675	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X270MM AS:DEPUY SPINE 186789270	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X270MM AS:DEPUY SPINE 186789270	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4676	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X275MM AS:DEPUY SPINE 186789275	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X275MM AS:DEPUY SPINE 186789275	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。

4677	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X280MM AS:DEPUY SPINE 186789280	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X280MM AS:DEPUY SPINE 186789280	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4678	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X285MM AS:DEPUY SPINE 186789285	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X285MM AS:DEPUY SPINE 186789285	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4679	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X290MM AS:DEPUY SPINE 186789290	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X290MM AS:DEPUY SPINE 186789290	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4680	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X295MM AS:DEPUY SPINE 186789295	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X295MM AS:DEPUY SPINE 186789295	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4681	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X300MM AS:DEPUY SPINE 186789300	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X300MM AS:DEPUY SPINE 186789300	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4682	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X305MM AS:DEPUY SPINE 186789305	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X305MM AS:DEPUY SPINE 186789305	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4683	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X310MM AS:DEPUY SPINE 186789310	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X310MM AS:DEPUY SPINE 186789310	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4684	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X315MM AS:DEPUY SPINE 186789315	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X315MM AS:DEPUY SPINE 186789315	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4685	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X320MM AS:DEPUY SPINE 186789320	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X320MM AS:DEPUY SPINE 186789320	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4686	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X325MM AS:DEPUY SPINE 186789325	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X325MM AS:DEPUY SPINE 186789325	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4687	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X330MM AS:DEPUY SPINE 186789330	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X330MM AS:DEPUY SPINE 186789330	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4688	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X335MM AS:DEPUY SPINE 186789335	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X335MM AS:DEPUY SPINE 186789335	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4689	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X340MM AS:DEPUY SPINE 186789340	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X340MM AS:DEPUY SPINE 186789340	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4690	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X345MM AS:DEPUY SPINE 186789345	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X345MM AS:DEPUY SPINE 186789345	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4691	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X350MM AS:DEPUY SPINE 186789350	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X350MM AS:DEPUY SPINE 186789350	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4692	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X355MM AS:DEPUY SPINE 186789355	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X355MM AS:DEPUY SPINE 186789355	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4693	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X360MM AS:DEPUY SPINE 186789360	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X360MM AS:DEPUY SPINE 186789360	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4694	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X365MM AS:DEPUY SPINE 186789365	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X365MM AS:DEPUY SPINE 186789365	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4695	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X370MM AS:DEPUY SPINE 186789370	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X370MM AS:DEPUY SPINE 186789370	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。

4696	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X375MM AS:DEPUY SPINE 186789375	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X375MM AS:DEPUY SPINE 186789375	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，脊部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4697	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X380MM AS:DEPUY SPINE 186789380	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X380MM AS:DEPUY SPINE 186789380	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，脊部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4698	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X385MM AS:DEPUY SPINE 186789385	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X385MM AS:DEPUY SPINE 186789385	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，脊部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4699	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X390MM AS:DEPUY SPINE 186789390	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X390MM AS:DEPUY SPINE 186789390	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，脊部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4700	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X395MM AS:DEPUY SPINE 186789395	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X395MM AS:DEPUY SPINE 186789395	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，脊部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4701	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X400MM AS:DEPUY SPINE 186789400	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X400MM AS:DEPUY SPINE 186789400	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，脊部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4702	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X405MM AS:DEPUY SPINE 186789405	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X405MM AS:DEPUY SPINE 186789405	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，脊部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4703	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X410MM AS:DEPUY SPINE 186789410	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X410MM AS:DEPUY SPINE 186789410	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，脊部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4704	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X415MM AS:DEPUY SPINE 186789415	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X415MM AS:DEPUY SPINE 186789415	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，脊部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4705	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X420MM AS:DEPUY SPINE 186789420	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X420MM AS:DEPUY SPINE 186789420	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，脊部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4706	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X425MM AS:DEPUY SPINE 186789425	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X425MM AS:DEPUY SPINE 186789425	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，脊部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4707	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X430MM AS:DEPUY SPINE 186789430	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X430MM AS:DEPUY SPINE 186789430	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，脊部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4708	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X435MM AS:DEPUY SPINE 186789435	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X435MM AS:DEPUY SPINE 186789435	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，脊部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4709	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X440MM AS:DEPUY SPINE 186789440	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X440MM AS:DEPUY SPINE 186789440	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，脊部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4710	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X445MM AS:DEPUY SPINE 186789445	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X445MM AS:DEPUY SPINE 186789445	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，脊部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4711	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X450MM AS:DEPUY SPINE 186789450	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X450MM AS:DEPUY SPINE 186789450	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，脊部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4712	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X455MM AS:DEPUY SPINE 186789455	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X455MM AS:DEPUY SPINE 186789455	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，脊部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4713	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X460MM AS:DEPUY SPINE 186789460	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X460MM AS:DEPUY SPINE 186789460	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，脊部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4714	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X465MM AS:DEPUY SPINE 186789465	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X465MM AS:DEPUY SPINE 186789465	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之脊骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，脊部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。

4715	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X470MM AS:DEPUY SPINE 186789470	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X470MM AS:DEPUY SPINE 186789470	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4716	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X475MM AS:DEPUY SPINE 186789475	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X475MM AS:DEPUY SPINE 186789475	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4717	微博直固定桿 VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X480MM AS:DEPUY SPINE 186789480	VIPER2 STRAIGHT ROD5.5X480MM AS:DEPUY SPINE 186789480	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	8700	FBZ021009001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4718	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 4.35X20MM AS:DEPUY SPINE 186731420	VIPER CORTICAL FIX SCREW 4.35X20MM AS:DEPUY SPINE 186731420	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4719	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 4.35X25MM AS:DEPUY SPINE 186731425	VIPER CORTICAL FIX SCREW 4.35X25MM AS:DEPUY SPINE 186731425	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4720	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 4.35X30MM AS:DEPUY SPINE 186731430	VIPER CORTICAL FIX SCREW 4.35X30MM AS:DEPUY SPINE 186731430	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4721	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 4.35X35MM AS:DEPUY SPINE 186731435	VIPER CORTICAL FIX SCREW 4.35X35MM AS:DEPUY SPINE 186731435	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4722	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 4.35X40MM AS:DEPUY SPINE 186731440	VIPER CORTICAL FIX SCREW 4.35X40MM AS:DEPUY SPINE 186731440	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4723	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 4.35X45MM AS:DEPUY SPINE 186731445	VIPER CORTICAL FIX SCREW 4.35X45MM AS:DEPUY SPINE 186731445	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4724	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 4.35X50MM AS:DEPUY SPINE 186731450	VIPER CORTICAL FIX SCREW 4.35X50MM AS:DEPUY SPINE 186731450	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4725	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 4.35X55MM AS:DEPUY SPINE 186731455	VIPER CORTICAL FIX SCREW 4.35X55MM AS:DEPUY SPINE 186731455	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4726	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 5X20MM AS:DEPUY SPINE 186731520	VIPER CORTICAL FIX SCREW 5X20MM AS:DEPUY SPINE 186731520	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4727	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 5X25MM AS:DEPUY SPINE 186731525	VIPER CORTICAL FIX SCREW 5X25MM AS:DEPUY SPINE 186731525	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4728	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 5X30MM AS:DEPUY SPINE 186731530	VIPER CORTICAL FIX SCREW 5X30MM AS:DEPUY SPINE 186731530	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4729	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 5X35MM AS:DEPUY SPINE 186731535	VIPER CORTICAL FIX SCREW 5X35MM AS:DEPUY SPINE 186731535	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4730	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 5X40MM AS:DEPUY SPINE 186731540	VIPER CORTICAL FIX SCREW 5X40MM AS:DEPUY SPINE 186731540	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4731	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 5X45MM AS:DEPUY SPINE 186731545	VIPER CORTICAL FIX SCREW 5X45MM AS:DEPUY SPINE 186731545	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4732	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 5X50MM AS:DEPUY SPINE 186731550	VIPER CORTICAL FIX SCREW 5X50MM AS:DEPUY SPINE 186731550	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4733	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 5X55MM AS:DEPUY SPINE 186731555	VIPER CORTICAL FIX SCREW 5X55MM AS:DEPUY SPINE 186731555	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側、傷口較小，肯部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。

4734	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 6X25MM AS:DEPUY SPINE 186731625	VIPER CORTICAL FIX SCREW 6X25MM AS:DEPUY SPINE 186731625	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，背部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4735	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 6X30MM AS:DEPUY SPINE 186731630	VIPER CORTICAL FIX SCREW 6X30MM AS:DEPUY SPINE 186731630	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，背部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4736	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 6X35MM AS:DEPUY SPINE 186731635	VIPER CORTICAL FIX SCREW 6X35MM AS:DEPUY SPINE 186731635	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，背部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4737	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 6X40MM AS:DEPUY SPINE 186731640	VIPER CORTICAL FIX SCREW 6X40MM AS:DEPUY SPINE 186731640	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，背部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4738	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 6X45MM AS:DEPUY SPINE 186731645	VIPER CORTICAL FIX SCREW 6X45MM AS:DEPUY SPINE 186731645	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，背部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4739	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 6X50MM AS:DEPUY SPINE 186731650	VIPER CORTICAL FIX SCREW 6X50MM AS:DEPUY SPINE 186731650	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，背部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4740	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 6X55MM AS:DEPUY SPINE 186731655	VIPER CORTICAL FIX SCREW 6X55MM AS:DEPUY SPINE 186731655	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，背部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4741	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 7X30MM AS:DEPUY SPINE 186731730	VIPER CORTICAL FIX SCREW 7X30MM AS:DEPUY SPINE 186731730	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，背部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4742	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 7X35MM AS:DEPUY SPINE 186731735	VIPER CORTICAL FIX SCREW 7X35MM AS:DEPUY SPINE 186731735	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，背部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4743	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 7X40MM AS:DEPUY SPINE 186731740	VIPER CORTICAL FIX SCREW 7X40MM AS:DEPUY SPINE 186731740	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，背部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4744	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 7X45MM AS:DEPUY SPINE 186731745	VIPER CORTICAL FIX SCREW 7X45MM AS:DEPUY SPINE 186731745	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，背部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4745	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 7X50MM AS:DEPUY SPINE 186731750	VIPER CORTICAL FIX SCREW 7X50MM AS:DEPUY SPINE 186731750	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，背部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4746	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 7X55MM AS:DEPUY SPINE 186731755	VIPER CORTICAL FIX SCREW 7X55MM AS:DEPUY SPINE 186731755	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，背部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4747	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 8X35MM AS:DEPUY SPINE 186731835	VIPER CORTICAL FIX SCREW 8X35MM AS:DEPUY SPINE 186731835	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，背部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4748	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 8X40MM AS:DEPUY SPINE 186731840	VIPER CORTICAL FIX SCREW 8X40MM AS:DEPUY SPINE 186731840	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，背部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4749	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 8X45MM AS:DEPUY SPINE 186731845	VIPER CORTICAL FIX SCREW 8X45MM AS:DEPUY SPINE 186731845	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，背部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4750	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 8X50MM AS:DEPUY SPINE 186731850	VIPER CORTICAL FIX SCREW 8X50MM AS:DEPUY SPINE 186731850	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，背部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4751	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 8X55MM AS:DEPUY SPINE 186731855	VIPER CORTICAL FIX SCREW 8X55MM AS:DEPUY SPINE 186731855	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，背部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4752	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 9X35MM AS:DEPUY SPINE 186731935	VIPER CORTICAL FIX SCREW 9X35MM AS:DEPUY SPINE 186731935	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，背部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。

4753	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 9X40MM AS:DEPUY SPINE 186731940	VIPER CORTICAL FIX SCREW 9X40MM AS:DEPUY SPINE 186731940	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，脊部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4754	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 9X45MM AS:DEPUY SPINE 186731945	VIPER CORTICAL FIX SCREW 9X45MM AS:DEPUY SPINE 186731945	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，脊部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4755	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 9X50MM AS:DEPUY SPINE 186731950	VIPER CORTICAL FIX SCREW 9X50MM AS:DEPUY SPINE 186731950	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，脊部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4756	微博雙軸線皮質固定螺釘 VIPER CORTICAL FIX SCREW 9X55MM AS:DEPUY SPINE 186731955	VIPER CORTICAL FIX SCREW 9X55MM AS:DEPUY SPINE 186731955	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，脊部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	26000	FBZ028342001	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4757	微博皮質固定螺釘脊椎固定系統2節 VIPER CORTICAL FIX SCREW SYSTEM-2 LEVEL	VIPER CORTICAL FIX SCREW SYSTEM-2 LEVEL 組合SCREW 4支 ROD 2支 L30-90MM	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，脊部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	114800	FBZ028342002	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4758	微博皮質固定螺釘脊椎固定系統3節 VIPER CORTICAL FIX SCREW SYSTEM-3 LEVEL	VIPER CORTICAL FIX SCREW SYSTEM-3 LEVEL 組合SCREW 6支 ROD 2支 L30-90MM	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，脊部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	166800	FBZ028342003	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4759	微博皮質固定螺釘脊椎固定系統4節 VIPER CORTICAL FIX SCREW SYSTEM-4 LEVEL	VIPER CORTICAL FIX SCREW SYSTEM-4 LEVEL 組合SCREW 8支 ROD 2支 L95-480MM	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，脊部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	225400	FBZ028342004	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4760	微博皮質固定螺釘脊椎固定系統5節 VIPER CORTICAL FIX SCREW SYSTEM-5 LEVEL	VIPER CORTICAL FIX SCREW SYSTEM-5 LEVEL 組合SCREW 10支 ROD 2支 L95-480MM	適用於非頸椎椎弓根固定與非椎弓根固定，其適應症如下：退化性椎間盤疾病、脊椎前移、外傷、脊椎狹窄、彎曲、腫瘤、假性關節及過去融合失敗之骨骼成熟患者。	植入物彎曲或斷裂、鬆脫；過敏；疼痛；骨骼結構斷裂；融合脊椎層相鄰脊椎的退化性變化或不穩固	雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，可用於CBT(Cortical Bone Trajectory)手術，提供更強的固定力。	本產品因入釘點偏內側，傷口較小，脊部肌肉破壞小，術中流血量較小，病人術後恢復較快。	277400	FBZ028342005	需由接受過適當訓練的骨外科專科醫師與醫護人員使用，並切勿重覆使用植入物。
4761	速巴定可吸收性固定系統 SORBAFIX ABSORBABLE FIXATION SYSTEM 15 FASTENERS AS:BARD 0113082	SORBAFIX ABSORBABLE FIXATION SYSTEM 15 FASTENERS AS:BARD 0113082	為腹腔及切口型疝氣手術修補腹壁缺損所需之網片固定系統，可使用於腹腔鏡或開放手術使用。	出血；傷口處疼痛、水腫及紅斑；對聚 (右旋、左旋) 乳酸交酯產生過敏反應；敗血症/感染。	適用於進行開放性或腹腔鏡手術時，軟組織的擠壓與固定修補網於組織上，例如疝氣修補。	健保無給付相關品項	14000	SAZ022345001	僅限一次性使用,勿重覆滅菌且該產品應儲存於40℃（104℉）以下的乾燥環境中，該產品不適用於指定適應症之外的任何用途。
4762	凡萃拉斯提網片 10.2X15.2CM AS:BARD 5954460	VENTRALIGHT ST MESH 10.2X15.2CM AS:BARD 5954460	腹部疝氣修補。院內無此類雙層半可吸收腹部疝氣修補網片的產品。	可能的併發症．包括血清腫、沾黏、血腫、發炎、推擠以及疝氣復發或軟組織缺損。	用於軟組織缺損再造之雙重成份(可吸收與不可吸收)的無菌人工修復物。優點是預先裁好大小的形狀可立即使用．如有需要亦可自行剪裁。網片內臟接觸面是一面生物可吸收塗層，水合之後，生物高分子塗層很快就會變成水合凝膠，30天內即可部位吸收。	無	18000	FSZ024945001	1. 只有具備相關外科技術資格的醫師才可使用本人工修復物。2. 本產品的安全性與有效性尚未經過腹盆腔內有惡性腫瘤的臨床研究評估。
4763	凡萃拉斯提網片 15.2X20.3CM AS:BARD 5954680	VENTRALIGHT ST MESH 15.2X20.3CM AS:BARD 5954680	腹部疝氣修補。院內無此類雙層半可吸收腹部疝氣修補網片的產品。	可能的併發症．包括血清腫、沾黏、血腫、發炎、推擠以及疝氣復發或軟組織缺損。	用於軟組織缺損再造之雙重成份(可吸收與不可吸收)的無菌人工修復物。優點是預先裁好大小的形狀可立即使用．如有需要亦可自行剪裁。網片內臟接觸面是一面生物可吸收塗層，水合之後，生物高分子塗層很快就會變成水合凝膠，30天內即可部位吸收。	無	30000	FSZ024945002	1. 只有具備相關外科技術資格的醫師才可使用本人工修復物。2. 本產品的安全性與有效性尚未經過腹盆腔內有惡性腫瘤的臨床研究評估。
4764	立體輕質型修補網(左/中) 7.9X13.4CM AS:BARD 0117310	3DMAX LIGHT MESH MEDIUM LEFT 7.9X13.4CM AS:BARD 0117310	腹股溝疝氣修補。院內無此類3D立體設計符合腹股溝構造的疝氣網片	可能的併發症．包括血清腫、沾黏、血腫、發炎、推擠以及疝氣復發或軟組織缺損。	3D設計符合腹股溝解剖構造，病人異物感降低。一體成型網片設計不需再修剪，減少手術時間。	無	8250	FSZ022205001	請勿使用聚丙烯修補網在嬰幼兒或兒童，使用此類修補網材質會危害其成長。
4765	立體輕質型修補網(左/大) 10.3X15.7CM AS:BARD 0117311	3DMAX LIGHT MESH LARGE LEFT 10.3X15.7CM AS:BARD 0117311	腹股溝疝氣修補。院內無此類3D立體設計符合腹股溝構造的疝氣網片	可能的併發症．包括血清腫、沾黏、血腫、發炎、推擠以及疝氣復發或軟組織缺損。	3D設計符合腹股溝解剖構造，病人異物感降低。一體成型網片設計不需再修剪，減少手術時間。	無	8250	FSZ022205001	請勿使用聚丙烯修補網在嬰幼兒或兒童，使用此類修補網材質會危害其成長。
4766	立體輕質型修補網(左特大) 12.2X17.0CM AS:BARD 0117312	3DMAX LIGHT MESH EXTRA LARGE LEFT 12.2X17.0CM AS:BARD 0117312	腹股溝疝氣修補。院內無此類3D立體設計符合腹股溝構造的疝氣網片	可能的併發症．包括血清腫、沾黏、血腫、發炎、推擠以及疝氣復發或軟組織缺損。	3D設計符合腹股溝解剖構造，病人異物感降低。一體成型網片設計不需再修剪，減少手術時間。	無	8250	FSZ022205001	請勿使用聚丙烯修補網在嬰幼兒或兒童，使用此類修補網材質會危害其成長。
4767	立體輕質型修補網(右/中) 7.9X13.4CM AS:BARD 0117320	3DMAX LIGHT MESH MEDIUM RIGHT 7.9X13.4CMAS:BARD 0117320	腹股溝疝氣修補。院內無此類3D立體設計符合腹股溝構造的疝氣網片	可能的併發症．包括血清腫、沾黏、血腫、發炎、推擠以及疝氣復發或軟組織缺損。	3D設計符合腹股溝解剖構造，病人異物感降低。一體成型網片設計不需再修剪，減少手術時間。	無	8250	FSZ022205001	請勿使用聚丙烯修補網在嬰幼兒或兒童，使用此類修補網材質會危害其成長。
4768	立體輕質型修補網(右/大) 10.3X15.7CM AS:BARD 0117321	3DMAX LIGHT MESH LARGE RIGHT 10.3X15.7CMAS:BARD 0117321	腹股溝疝氣修補。院內無此類3D立體設計符合腹股溝構造的疝氣網片	可能的併發症．包括血清腫、沾黏、血腫、發炎、推擠以及疝氣復發或軟組織缺損。	3D設計符合腹股溝解剖構造，病人異物感降低。一體成型網片設計不需再修剪，減少手術時間。	無	8250	FSZ022205001	請勿使用聚丙烯修補網在嬰幼兒或兒童，使用此類修補網材質會危害其成長。
4769	立體輕質型修補網(右特大) 12.2X17.0CM AS:BARD 0117322	3DMAX LIGHT MESH EXTRA LARGE RIGHT 12.2X17.0CM AS:BARD 0117322	腹股溝疝氣修補。院內無此類3D立體設計符合腹股溝構造的疝氣網片	可能的併發症．包括血清腫、沾黏、血腫、發炎、推擠以及疝氣復發或軟組織缺損。	3D設計符合腹股溝解剖構造，病人異物感降低。一體成型網片設計不需再修剪，減少手術時間。	無	8250	FSZ022205001	請勿使用聚丙烯修補網在嬰幼兒或兒童，使用此類修補網材質會危害其成長。
4770	蘭尼思T分支型胸腹主動脈內支架 ZENITH T-BRANCH THORACOABDOMINAL ENDOVASCULAR GRAFT 202MM AS:COOK TBRANCH-34-18-202	ZENITH T-BRANCH THORACOABDOMINAL ENDOVASCULAR GRAFT 202MM AS:COOK TBRANCH-34-18-202	用於不願接受開放式外科手術修補的高風險胸腹主動脈瘤之病患，可同時保有腹腔動脈、上腸繫膜動脈以及兩邊的腎動脈。	與此產品或植入步驟相關之可能副作用有：麻醉併發症、腸胃道併發症、水腫、血管損傷、內漏、發燒與局部發炎、局部或全身神經性併發症。	市面上唯一胸腹主動脈分支型支架，免去傳統開刀的風險及降低病人的住院天數。	目前無任何健保相關產品	327000	CBC05TBRANCK	需由專業醫師執行此項手術。植入前，必須仔細評估患者之主動脈之直徑與型態是否適合置放此支架且不建議使用於已知對不鏽鋼金屬過敏的患者。
4771	柯法經導管主動脈瓣膜 23MM AS:MEDTRONIC EVOLUTR-23	COREVALVE EVOLUT R TRANSCATHETER AORTIC VALVE 23MM AS:MEDTRONIC EVOLUTR-23	高風險或無法開刀之主動脈狹窄病患，採用傳統手術危險性太高，建議使用此經導管方式，在X-Ray輔助下，植入新的人工瓣膜。	使用經皮式主動脈心臟瓣膜特材雖然手術傷口小，但可能遭遇之風險小至傷口感染大至血管破裂或各器官功能失調等等與一般開心手術相同	利用此經導管瓣膜手術：1.微創傷口小，不須開胸，病人恢復較快。2. 特殊材質及設計，提供較佳的術後血流動力學。	主要用在高手術風的嚴重主動脈狹窄病患，利用微創瓣膜手術，能在較小傷口範圍內，放入23mm – 31mm瓣膜。住院天數較短，降低手術危險性，病人恢復較快且可增加病患生活品質。	1120000	FHZ029410001	1.嚴重主動脈瓣狹窄,且具手術高風險的病患。2. 經專家檢視適合植入此特殊瓣膜者。
4772	柯法經導管主動脈瓣膜 26MM AS:MEDTRONIC EVOLUTR-26	COREVALVE EVOLUT R TRANSCATHETER AORTIC VALVE 26MM AS:MEDTRONIC EVOLUTR-26	高風險或無法開刀之主動脈狹窄病患，採用傳統手術危險性太高，建議使用此經導管方式，在X-Ray輔助下，植入新的人工瓣膜。	使用經皮式主動脈心臟瓣膜特材雖然手術傷口小，但可能遭遇之風險小至傷口感染大至血管破裂或各器官功能失調等等與一般開心手術相同	利用此經導管瓣膜手術：1.微創傷口小，不須開胸，病人恢復較快。2. 特殊材質及設計，提供較佳的術後血流動力學。	主要用在高手術風的嚴重主動脈狹窄病患，利用微創瓣膜手術，能在較小傷口範圍內，放入23mm – 31mm瓣膜。住院天數較短，降低手術危險性，病人恢復較快且可增加病患生活品質。	1120000	FHZ029410001	1.嚴重主動脈瓣狹窄,且具手術高風險的病患。2. 經專家檢視適合植入此特殊瓣膜者。
4773	柯法經導管主動脈瓣膜 29MM AS:MEDTRONIC EVOLUTR-29	COREVALVE EVOLUT R TRANSCATHETER AORTIC VALVE 29MM AS:MEDTRONIC EVOLUTR-29	高風險或無法開刀之主動脈狹窄病患，採用傳統手術危險性太高，建議使用此經導管方式，在X-Ray輔助下，植入新的人工瓣膜。	使用經皮式主動脈心臟瓣膜特材雖然手術傷口小，但可能遭遇之風險小至傷口感染大至血管破裂或各器官功能失調等等與一般開心手術相同.	利用此經導管瓣膜手術：1.微創傷口小，不須開胸，病人恢復較快。2. 特殊材質及設計，提供較佳的術後血流動力學。	主要用在高手術風的嚴重主動脈狹窄病患，利用微創瓣膜手術，能在較小傷口範圍內，放入23mm – 31mm瓣膜。住院天數較短，降低手術危險性，病人恢復較快且可增加病患生活品質。	1120000	FHZ029410001	1.嚴重主動脈瓣狹窄,且具手術高風險的病患。2. 經專家檢視適合植入此特殊瓣膜者。
4774	近端橈骨頭鎖定加壓骨板 LCP PROXIMAL RADIUS PLATE 2.4 RIGHT 5+2H AS：SYNTHES 441.680	LCP PROXIMAL RADIUS PLATE 2.4 RIGHT 5+2H AS：SYNTHES 441.680	創傷性復位/切骨術/與各種癒合不良。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骺與軟組織的血液供應並促進傷口癒合	複雜性及骨骺性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除。	66000	FBZ021824001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。選擇適當尺寸植入物

4775	速高冠狀動脈擴張導管 2.00MM X 10MM AS:ORBUSNEICH 620-103-1	SCOREFLEX CORONARY DILATATION CATHETER 2.00MM X 10MM AS:ORBUSNEICH 620-103-1	適用於冠狀動脈狹窄的球囊擴張術，以改善冠脈灌注。	可能的潛在併發症和不良反應：死亡、急性心肌梗塞、冠脈完全閉塞、冠脈內膜撕裂、穿孔、破裂或損傷、出血或血腫、擴張後血管再狹窄、不穩定性心絞痛、心律不齊，包括心室頻脈、無物反應、造影劑過敏反應、低/高血壓、感染、冠脈瘤學、動靜脈瘤、血栓症、病變導致球囊破裂。	本產品設計使得導管容易更換導線。	無	19300	CBZ020238001	本產品不適宜在以下類型患者中使用：1.病變位於無保護左主幹的患者。2.冠脈瘤學但無顯著狹窄的患者。3.本產品不能裝配支架或作為支架運輸系統使用。
4776	速高冠狀動脈擴張導管 2.00MM X 15MM AS:ORBUSNEICH 620-153-1	SCOREFLEX CORONARY DILATATION CATHETER 2.00MM X 15MM AS:ORBUSNEICH 620-153-1	適用於冠狀動脈狹窄的球囊擴張術，以改善冠脈灌注。	可能的潛在併發症和不良反應：死亡、急性心肌梗塞、冠脈完全閉塞、冠脈內膜撕裂、穿孔、破裂或損傷、出血或血腫、擴張後血管再狹窄、不穩定性心絞痛、心律不齊，包括心室頻脈、無物反應、造影劑過敏反應、低/高血壓、感染、冠脈瘤學、動靜脈瘤、血栓症、病變導致球囊破裂。	本產品設計使得導管容易更換導線。	無	19300	CBZ020238001	本產品不適宜在以下類型患者中使用：1.病變位於無保護左主幹的患者。2.冠脈瘤學但無顯著狹窄的患者。3.本產品不能裝配支架或作為支架運輸系統使用。
4777	速高冠狀動脈擴張導管 2.00MM X 20MM AS:ORBUSNEICH 620-203-1	SCOREFLEX CORONARY DILATATION CATHETER 2.00MM X 20MM AS:ORBUSNEICH 620-203-1	適用於冠狀動脈狹窄的球囊擴張術，以改善冠脈灌注。	可能的潛在併發症和不良反應：死亡、急性心肌梗塞、冠脈完全閉塞、冠脈內膜撕裂、穿孔、破裂或損傷、出血或血腫、擴張後血管再狹窄、不穩定性心絞痛、心律不齊，包括心室頻脈、無物反應、造影劑過敏反應、低/高血壓、感染、冠脈瘤學、動靜脈瘤、血栓症、病變導致球囊破裂。	本產品設計使得導管容易更換導線。	無	19300	CBZ020238001	本產品不適宜在以下類型患者中使用：1.病變位於無保護左主幹的患者。2.冠脈瘤學但無顯著狹窄的患者。3.本產品不能裝配支架或作為支架運輸系統使用。
4778	速高冠狀動脈擴張導管 2.50MM X 10MM AS:ORBUSNEICH 625-103-1	SCOREFLEX CORONARY DILATATION CATHETER 2.50MM X 10MM AS:ORBUSNEICH 625-103-1	適用於冠狀動脈狹窄的球囊擴張術，以改善冠脈灌注。	可能的潛在併發症和不良反應：死亡、急性心肌梗塞、冠脈完全閉塞、冠脈內膜撕裂、穿孔、破裂或損傷、出血或血腫、擴張後血管再狹窄、不穩定性心絞痛、心律不齊，包括心室頻脈、無物反應、造影劑過敏反應、低/高血壓、感染、冠脈瘤學、動靜脈瘤、血栓症、病變導致球囊破裂。	本產品設計使得導管容易更換導線。	無	19300	CBZ020238001	本產品不適宜在以下類型患者中使用：1.病變位於無保護左主幹的患者。2.冠脈瘤學但無顯著狹窄的患者。3.本產品不能裝配支架或作為支架運輸系統使用。
4779	速高冠狀動脈擴張導管 2.50MM X 15MM AS:ORBUSNEICH 625-153-1	SCOREFLEX CORONARY DILATATION CATHETER 2.50MM X 15MM AS:ORBUSNEICH 625-153-1	適用於冠狀動脈狹窄的球囊擴張術，以改善冠脈灌注。	可能的潛在併發症和不良反應：死亡、急性心肌梗塞、冠脈完全閉塞、冠脈內膜撕裂、穿孔、破裂或損傷、出血或血腫、擴張後血管再狹窄、不穩定性心絞痛、心律不齊，包括心室頻脈、無物反應、造影劑過敏反應、低/高血壓、感染、冠脈瘤學、動靜脈瘤、血栓症、病變導致球囊破裂。	本產品設計使得導管容易更換導線。	無	19300	CBZ020238001	本產品不適宜在以下類型患者中使用：1.病變位於無保護左主幹的患者。2.冠脈瘤學但無顯著狹窄的患者。3.本產品不能裝配支架或作為支架運輸系統使用。
4780	速高冠狀動脈擴張導管 2.50MM X 20MM AS:ORBUSNEICH 625-203-1	SCOREFLEX CORONARY DILATATION CATHETER 2.50MM X 20MM AS:ORBUSNEICH 625-203-1	適用於冠狀動脈狹窄的球囊擴張術，以改善冠脈灌注。	可能的潛在併發症和不良反應：死亡、急性心肌梗塞、冠脈完全閉塞、冠脈內膜撕裂、穿孔、破裂或損傷、出血或血腫、擴張後血管再狹窄、不穩定性心絞痛、心律不齊，包括心室頻脈、無物反應、造影劑過敏反應、低/高血壓、感染、冠脈瘤學、動靜脈瘤、血栓症、病變導致球囊破裂。	本產品設計使得導管容易更換導線。	無	19300	CBZ020238001	本產品不適宜在以下類型患者中使用：1.病變位於無保護左主幹的患者。2.冠脈瘤學但無顯著狹窄的患者。3.本產品不能裝配支架或作為支架運輸系統使用。
4781	速高冠狀動脈擴張導管 3.00MM X 10MM AS:ORBUSNEICH 630-103-1	SCOREFLEX CORONARY DILATATION CATHETER 3.00MM X 10MM AS:ORBUSNEICH 630-103-1	適用於冠狀動脈狹窄的球囊擴張術，以改善冠脈灌注。	可能的潛在併發症和不良反應：死亡、急性心肌梗塞、冠脈完全閉塞、冠脈內膜撕裂、穿孔、破裂或損傷、出血或血腫、擴張後血管再狹窄、不穩定性心絞痛、心律不齊，包括心室頻脈、無物反應、造影劑過敏反應、低/高血壓、感染、冠脈瘤學、動靜脈瘤、血栓症、病變導致球囊破裂。	本產品設計使得導管容易更換導線。	無	19300	CBZ020238001	本產品不適宜在以下類型患者中使用：1.病變位於無保護左主幹的患者。2.冠脈瘤學但無顯著狹窄的患者。3.本產品不能裝配支架或作為支架運輸系統使用。
4782	速高冠狀動脈擴張導管 3.00MM X 15MM AS:ORBUSNEICH 630-153-1	SCOREFLEX CORONARY DILATATION CATHETER 3.00MM X 15MM AS:ORBUSNEICH 630-153-1	適用於冠狀動脈狹窄的球囊擴張術，以改善冠脈灌注。	可能的潛在併發症和不良反應：死亡、急性心肌梗塞、冠脈完全閉塞、冠脈內膜撕裂、穿孔、破裂或損傷、出血或血腫、擴張後血管再狹窄、不穩定性心絞痛、心律不齊，包括心室頻脈、無物反應、造影劑過敏反應、低/高血壓、感染、冠脈瘤學、動靜脈瘤、血栓症、病變導致球囊破裂。	本產品設計使得導管容易更換導線。	無	19300	CBZ020238001	本產品不適宜在以下類型患者中使用：1.病變位於無保護左主幹的患者。2.冠脈瘤學但無顯著狹窄的患者。3.本產品不能裝配支架或作為支架運輸系統使用。
4783	速高冠狀動脈擴張導管 3.00MM X 20MM AS:ORBUSNEICH 630-203-1	SCOREFLEX CORONARY DILATATION CATHETER 3.00MM X 20MM AS:ORBUSNEICH 630-203-1	適用於冠狀動脈狹窄的球囊擴張術，以改善冠脈灌注。	可能的潛在併發症和不良反應：死亡、急性心肌梗塞、冠脈完全閉塞、冠脈內膜撕裂、穿孔、破裂或損傷、出血或血腫、擴張後血管再狹窄、不穩定性心絞痛、心律不齊，包括心室頻脈、無物反應、造影劑過敏反應、低/高血壓、感染、冠脈瘤學、動靜脈瘤、血栓症、病變導致球囊破裂。	本產品設計使得導管容易更換導線。	無	19300	CBZ020238001	本產品不適宜在以下類型患者中使用：1.病變位於無保護左主幹的患者。2.冠脈瘤學但無顯著狹窄的患者。3.本產品不能裝配支架或作為支架運輸系統使用。
4784	速高冠狀動脈擴張導管 3.50MM X 10MM AS:ORBUSNEICH 635-103-1	SCOREFLEX CORONARY DILATATION CATHETER 3.50MM X 10MM AS:ORBUSNEICH 635-103-1	適用於冠狀動脈狹窄的球囊擴張術，以改善冠脈灌注。	可能的潛在併發症和不良反應：死亡、急性心肌梗塞、冠脈完全閉塞、冠脈內膜撕裂、穿孔、破裂或損傷、出血或血腫、擴張後血管再狹窄、不穩定性心絞痛、心律不齊，包括心室頻脈、無物反應、造影劑過敏反應、低/高血壓、感染、冠脈瘤學、動靜脈瘤、血栓症、病變導致球囊破裂。	本產品設計使得導管容易更換導線。	無	19300	CBZ020238001	本產品不適宜在以下類型患者中使用：1.病變位於無保護左主幹的患者。2.冠脈瘤學但無顯著狹窄的患者。3.本產品不能裝配支架或作為支架運輸系統使用。
4785	速高冠狀動脈擴張導管 3.50MM X 15MM AS:ORBUSNEICH 635-153-1	SCOREFLEX CORONARY DILATATION CATHETER 3.50MM X 15MM AS:ORBUSNEICH 635-153-1	適用於冠狀動脈狹窄的球囊擴張術，以改善冠脈灌注。	可能的潛在併發症和不良反應：死亡、急性心肌梗塞、冠脈完全閉塞、冠脈內膜撕裂、穿孔、破裂或損傷、出血或血腫、擴張後血管再狹窄、不穩定性心絞痛、心律不齊，包括心室頻脈、無物反應、造影劑過敏反應、低/高血壓、感染、冠脈瘤學、動靜脈瘤、血栓症、病變導致球囊破裂。	本產品設計使得導管容易更換導線。	無	19300	CBZ020238001	本產品不適宜在以下類型患者中使用：1.病變位於無保護左主幹的患者。2.冠脈瘤學但無顯著狹窄的患者。3.本產品不能裝配支架或作為支架運輸系統使用。
4786	速高冠狀動脈擴張導管 3.50MM X 20MM AS:ORBUSNEICH 635-203-1	SCOREFLEX CORONARY DILATATION CATHETER 3.50MM X 20MM AS:ORBUSNEICH 635-203-1	適用於冠狀動脈狹窄的球囊擴張術，以改善冠脈灌注。	可能的潛在併發症和不良反應：死亡、急性心肌梗塞、冠脈完全閉塞、冠脈內膜撕裂、穿孔、破裂或損傷、出血或血腫、擴張後血管再狹窄、不穩定性心絞痛、心律不齊，包括心室頻脈、無物反應、造影劑過敏反應、低/高血壓、感染、冠脈瘤學、動靜脈瘤、血栓症、病變導致球囊破裂。	本產品設計使得導管容易更換導線。	無	19300	CBZ020238001	本產品不適宜在以下類型患者中使用：1.病變位於無保護左主幹的患者。2.冠脈瘤學但無顯著狹窄的患者。3.本產品不能裝配支架或作為支架運輸系統使用。

4787	速高冠狀動脈擴張導管 4.00MM X 10MM AS:ORBUSNEICH 640-103-1	SCOREFLEX CORONARY DILATATION CATHETER 4.00MM X 10MM AS:ORBUSNEICH 640-103-1	適用於冠狀動脈狹窄的球囊擴張術，以改善冠脈灌注。	可能的潛在併發症和不良反應：死亡、急性心肌梗塞、冠脈完全閉塞、冠脈內膜撕裂、穿孔、破裂或損傷、出血或血腫、擴張後血管再狹窄、不穩定性心絞痛、心律不齊、包括心室頻脈、無物反應、造影劑過敏反應、低/高血壓、感染、冠脈痙攣、動靜脈瘻、血栓症、病變導致球囊破裂。	本產品設計使得導管容易更換導線。	無	19300	CBZ020238001	本產品不適宜在以下類型患者中使用：1.病變位於無保護左主幹的患者。2.冠脈痙攣但無顯著狹窄的患者。3.本產品不能裝配支架或作為支架運輸系統使用。
4788	抗粘黏凝膠 MEDISHIELD ANTI ADHESION GEL AS:MEDTRONIC 9380003	MEDISHIELD ANTI ADHESION GEL AS:MEDTRONIC 9380003	本產品適用於後腰椎椎板切除術(Laminectomy)、椎板切開術(Laminotomy)或椎間盤切除術(discectomy)等術後，可減少疼痛、降低神經根病變、下肢虛弱以及術後組織粘黏的發生、範圍擴大及惡化程度。	無	本產品用在椎板切除術、椎板切開術及/或椎間盤切除術等手術患者的硬膜外受傷傷口組織處，形成暫時之機械屏障，分開相對應組織的表面。	無健保給付項目可比較	38610	FBZ030343001	有明顯感染時不適用。勿用於靜脈注射。請依照原廠說明書的指示。本產品為已滅菌產品且僅供單次使用，若包裝破損或開啟請勿使用。不可重複滅菌使用。請捨棄已開啟或未用完的產品。重覆使用可能因交叉汙染、不當儲存及/或處理而導致免疫學的反應及/或感染。
4789	速巴定可吸收性固定系統 SORBAFIX ABSORBABLE FIXATION SYSTEM 30 FASTENERS AS:BARD 0113080	SORBAFIX ABSORBABLE FIXATION SYSTEM 30 FASTENERS AS:BARD 0113080	為腹腔及切口型疝氣手術修補腹壁缺損所需之網片固定系統，可使用於腹腔鏡或開放手術使用。	出血；傷口處疼痛、水腫及紅斑；對聚 (右旋、左旋) 乳酸交酯產生過敏反應；敗血症/感染。	適用於進行開放性或腹腔鏡手術時，軟組織的擠壓與固定修補網於組織上，例如疝氣修補。	健保無給付相關品項	28000	SAZ022345002	僅限一次性使用,勿重覆滅菌且該產品應儲存於40℃（104℉）以下的乾燥環境中，該產品不適用於指定適應症之外的任何用途。
4790	安可兒探針組 ENCOR PROBE UPRIGHT-10 GAUGE AS:SENORX ECP0110GV	ENCOR PROBE UPRIGHT-10 GAUGE AS:SENORX ECP0110GV	適用於截取組織對乳房異常做診斷性取樣。此器械適用於將影像呈現異常的乳房組織部份或完整切除以進行組織學的檢驗。	皮膚、血管、肌肉、器官的受傷,出血、血及感染。"	"適用於截取組織對乳房異常做診斷性取樣。探針與驅動器與ENCOR乳房切片系統合併使用,這些系統提供真空與系統控制功能。	健保無給付相關品項	17000	NEZ024626001	不適用於適應症以外的用途。此外,此裝置不適用於乳房組織切除禁忌的環境下使用。僅限一次性使用。
4791	安可兒探針組 ENCOR PROBE UPRIGHT-12 GAUGE AS:SENORX ECP0112GV	ENCOR PROBE UPRIGHT-12 GAUGE AS:SENORX ECP0112GV	適用於截取組織對乳房異常做診斷性取樣。此器械適用於將影像呈現異常的乳房組織部份或完整切除以進行組織學的檢驗。	皮膚、血管、肌肉、器官的受傷,出血、血及感染。	適用於截取組織對乳房異常做診斷性取樣。探針與驅動器與ENCOR乳房切片系統合併使用,這些系統提供真空與系統控制功能。	健保無給付相關品項	17000	NEZ024626001	不適用於適應症以外的用途。此外,此裝置不適用於乳房組織切除禁忌的環境下使用。僅限一次性使用。
4792	安可兒探針組 ENCOR PROBE UPRIGHT-7 GAUGE AS:SENORX ECP017GV	ENCOR PROBE UPRIGHT-7 GAUGE AS:SENORX ECP017GV	適用於截取組織對乳房異常做診斷性取樣。此器械適用於將影像呈現異常的乳房組織部份或完整切除以進行組織學的檢驗。	皮膚、血管、肌肉、器官的受傷,出血、血及感染。	適用於截取組織對乳房異常做診斷性取樣。探針與驅動器與ENCOR乳房切片系統合併使用,這些系統提供真空與系統控制功能。	健保無給付相關品項	17000	NEZ024626001	不適用於適應症以外的用途。此外,此裝置不適用於乳房組織切除禁忌的環境下使用。僅限一次性使用。
4793	內視鏡手術用縫線縫合匣１７００５２	ENDO STITCH DLU POLYSORB 1-O USSC 170052	為內視鏡手術用縫線縫合器(型號173016)專用縫線縫合匣，配合內視鏡手術用縫合器使用，在內視鏡手術，對軟組織進行單次或連續性縫合	無副作用	其縫線材質為Polysorb由乙交酯/乳酸交酯共聚物構成，符合美國藥典(USP)與歐洲藥典章(EP)所有規定。Polyorb縫線會逐漸水解被人體吸收，基本上大約在第70天完全由人體吸收。	"需配合內視鏡手術用縫線縫合器(型號173016, Medtronic)使用。對軟組織進行精密的縫合。"	2100	SAY019556002	"1、本產品需由經過內視鏡手術訓練且熟悉內視鏡技術、操作原則之醫師操作使用。2、本產品已經過滅菌,僅供單次手術使用,使用後請丟棄，不得再滅菌。3、本產品為可吸收材質，外科醫師在縫合腹、胸部、關節或其他可能延展或需額外支撐的部位時，可考慮使用不可吸收縫線補強。"
4794	內視鏡手術用縫線縫合匣１７００７１	ENDO STITCH DLU POLYSORB 3-O USSC 170071	為內視鏡手術用縫線縫合器(型號173016)專用縫線縫合匣，配合內視鏡手術用縫合器使用，在內視鏡手術，對軟組織進行單次或連續性縫合	無副作用	其縫線材質為Polysorb由乙交酯/乳酸交酯共聚物構成，符合美國藥典(USP)與歐洲藥典章(EP)所有規定。Polyorb縫線會逐漸水解被人體吸收，基本上大約在第70天完全由人體吸收。	"需配合內視鏡手術用縫線縫合器(型號173016, Medtronic)使用。對軟組織進行精密的縫合。"	2100	SAY019556002	"1、本產品需由經過內視鏡手術訓練且熟悉內視鏡技術、操作原則之醫師操作使用。2、本產品已經過滅菌,僅供單次手術使用,使用後請丟棄，不得再滅菌。3、本產品為可吸收材質，外科醫師在縫合腹、胸部、關節或其他可能延展或需額外支撐的部位時，可考慮使用不可吸收縫線補強。"
4795	內視鏡手術用縫線縫合器１７３０１６	ENDO STITCH DSS USSC 173016	為單次使用之內視鏡手術用縫合器，適用於縫合各種組織、器官，尤其是需要精密縫合的手術。	無副作用。	1、本產品為10公釐單次使用縫合裝置有兩個鉗口。可重新裝填內視鏡手術用縫線縫合匣，固定在一個鉗口上，可透過關閉握把與翻轉射節槍桿來傳到其他鉗口。2、本產品為放入10mm穿刺套管的使用設計。3、本產品為單次使用縫合裝置可應用於軟組織的間斷式或連續縫合之內視鏡手術。	1、單一病患使用。2、需配合內視鏡手術用縫線匣(型號170052、170071, Medtronic)使用。對軟組織進行精密的縫合。	10700	SAY026183001	本產品經設計、測試及生產，僅供單一病患用。重複使用本產品或對本產品進行加工或再滅菌，可能會引起汙染及病患感染的風。本產品請勿重複使用、再加工或再殺菌。
4796	史耐德週邊血管支架 SCHNEIDER VASCULAR WALLSTENT寬135CM INTRODUCER 6F/2.00MM FULLY OPEN 6MM/長30MM H965SCH643410	SCHNEIDER VASCULAR WALLSTENT寬135CM INTRODUCER 6F/2.00MM WALLSTENT SIZE FULLY OPEN 6MM/30MML H965SCH643410	一般頸動脈(CCA)、內部頸動脈(ICA)、和頸動脈分枝(carotid bifurcation)狹窄症的治療	植入支架動脈引起之急性閉塞	本Wallstent Endoprosthesis 為一個可自行展開的支架，由醫學用之 DFT(Drawn Filled Tubing)合金的單纖維金屬絲所組成，且編織成一管型的網狀結構。	能因應血管大小而調整適應血管	42190	CBC01SCH65SB	一般頸動脈(CCA)/內部頸動脈(ICA)完全閉塞或疑似閉塞，不建議使用
4797	史耐德週邊血管支架 SCHNEIDER VASCULAR WALLSTENT寬135CM INTRODUCER 6F/2.00MM FULLY OPEN 8MM/長20MM H965SCH643440	SCHNEIDER VASCULAR WALLSTENT寬135CM INTRODUCER 6F/2.00MM WALLSTENT SIZE FULLY OPEN 8MM/20MML H965SCH643440	一般頸動脈(CCA)、內部頸動脈(ICA)、和頸動脈分枝(carotid bifurcation)狹窄症的治療	植入支架動脈引起之急性閉塞	本Wallstent Endoprosthesis 為一個可自行展開的支架，由醫學用之 DFT(Drawn Filled Tubing)合金的單纖維金屬絲所組成，且編織成一管型的網狀結構。	能因應血管大小而調整適應血管	41595	CBC01SCH65SB	一般頸動脈(CCA)/內部頸動脈(ICA)完全閉塞或疑似閉塞，不建議使用
4798	頸動脈支架 8MMX40MMX135CM AS:BOSTON H965SCH647080	OTW & MONORAIL CAROTID WALLSTENT IMPLANTED 8MMX40MMX135CM AS:BOSTON H965SCH647080	一般頸動脈(CCA)、內部頸動脈(ICA)、和頸動脈分枝(carotid bifurcation)狹窄症的治療	植入支架動脈引起之急性閉塞	本Wallstent Endoprosthesis 為一個可自行展開的支架，由醫學用之 DFT(Drawn Filled Tubing)合金的單纖維金屬絲所組成，且編織成一管型的網狀結構。	能因應血管大小而調整適應血管	41595	CBC01SCH65SB	一般頸動脈(CCA)/內部頸動脈(ICA)完全閉塞或疑似閉塞，不建議使用
4799	頸動脈支架 8MMX50MMX135CM AS:BOSTON H965SCH647090	OTW & MONORAIL CAROTID WALLSTENT IMPLANTED 8MMX50MMX135CM AS:BOSTON H965SCH647090	一般頸動脈(CCA)、內部頸動脈(ICA)、和頸動脈分枝(carotid bifurcation)狹窄症的治療	植入支架動脈引起之急性閉塞	本Wallstent Endoprosthesis 為一個可自行展開的支架，由醫學用之 DFT(Drawn Filled Tubing)合金的單纖維金屬絲所組成，且編織成一管型的網狀結構。	能因應血管大小而調整適應血管	42190	CBC01SCH65SB	一般頸動脈(CCA)/內部頸動脈(ICA)完全閉塞或疑似閉塞，不建議使用
4800	史耐德週邊血管支架 SCHNEIDER VASCULAR WALLSTENT寬135CM INTRODUCER 7F/2.33MM FULLY OPEN 10MM/長20MM H965SCH643480	SCHNEIDER VASCULAR WALLSTENT寬135CM INTRODUCER 7F/2.33MM WALLSTENT SIZE FULLY OPEN 10MM/20MML H965SCH643480	一般頸動脈(CCA)、內部頸動脈(ICA)、和頸動脈分枝(carotid bifurcation)狹窄症的治療	植入支架動脈引起之急性閉塞	本Wallstent Endoprosthesis 為一個可自行展開的支架，由醫學用之 DFT(Drawn Filled Tubing)合金的單纖維金屬絲所組成，且編織成一管型的網狀結構。	能因應血管大小而調整適應血管	42190	CBC01SCH65SB	一般頸動脈(CCA)/內部頸動脈(ICA)完全閉塞或疑似閉塞，不建議使用
4801	頸動脈支架 10MMX40MMX135CM AS:BOSTON H965SCH647130	OTW & MONORAIL CAROTID WALLSTENT IMPLANTED 10MMX40MMX135CM AS:BOSTON H965SCH647130	一般頸動脈(CCA)、內部頸動脈(ICA)、和頸動脈分枝(carotid bifurcation)狹窄症的治療	植入支架動脈引起之急性閉塞	本Wallstent Endoprosthesis 為一個可自行展開的支架，由醫學用之 DFT(Drawn Filled Tubing)合金的單纖維金屬絲所組成，且編織成一管型的網狀結構。	能因應血管大小而調整適應血管	42190	CBC01SCH65SB	一般頸動脈(CCA)/內部頸動脈(ICA)完全閉塞或疑似閉塞，不建議使用
4802	頸動脈支架 10MMX50MMX135CM AS:BOSTON H965SCH647140	OTW & MONORAIL CAROTID WALLSTENT IMPLANTED 10MMX50MMX135CM AS:BOSTON H965SCH647140	一般頸動脈(CCA)、內部頸動脈(ICA)、和頸動脈分枝(carotid bifurcation)狹窄症的治療	植入支架動脈引起之急性閉塞	本Wallstent Endoprosthesis 為一個可自行展開的支架，由醫學用之 DFT(Drawn Filled Tubing)合金的單纖維金屬絲所組成，且編織成一管型的網狀結構。	能因應血管大小而調整適應血管	42190	CBC01SCH65SB	一般頸動脈(CCA)/內部頸動脈(ICA)完全閉塞或疑似閉塞，不建議使用
4803	內視鏡專用檢體袋 INZIL ENDO BAG SPECIMEN RETRIEVAL SYSTEM 10MM 4" X5" AS:APPLIED CD001	INZIL ENDO BAG SPECIMEN RETRIEVAL SYSTEM 10MM 4" X5" AS:APPLIED CD001	本產品用於腹腔鏡手術時由腹腔中取出檢體組織、器官及結石之用	檢體袋屬於個人專屬拋棄式耗材，不宜與他人共用	"袋口為自動開口設計,放入檢體較為容易且檢體袋堅韌不易破裂，感染風險較低"	無類似建保品項	4500	BBY020233001	本產品的併發症與腹腔鏡手術可能引起之併發症相同，不限於: 表面，內部血管，出血，血腫，腹膜的傷害，感染和腹膜炎。手術及產品限制的經驗可顯著降低併發症的發生。

4804	內視鏡專用檢體袋 INZIL ENDO BAG SPECIMEN RETRIEVAL SYST EM 12/15MM 7.5" X9.5" AS:APPLIED CD004	INZIL ENDO BAG SPECIMEN RETRIEVAL SYSTEM 12/15MM 7.5" X9.5" AS:APPLIED CD004	本產品用於腹腔鏡手術時由腹腔中取出檢體組織、器官及結石之用	檢體袋屬於個人專屬拋棄式耗材，不宜與他人共用	"袋口為自動開口設計,放入檢體較為容易且檢體袋堅韌不易破裂，感染風險較低"	無類似建保品項	6400	BBY020233002	本產品的併發症與腹腔鏡手術可能引起之併發症相同，不限於: 表面，內部血管，出血，血腫，腹膜的傷害，感染和腹膜炎，手術及產品限制的經驗可顯著降低併發症的發生。
4805	思迪M8經皮脊椎固定系統 固定連結桿 SEXTANT 35MM ROD TI AS:MEDTRONIC 8672035	SEXTANT 35MM ROD TI AS:MEDTRONIC 8672035	"產品的中空式M9多角度骨釘,配合SEXTANT工具從後方(背部)經皮植入脊椎,應用在脊椎成熟的病患作為後方椎弓骨釘固定系統使用"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"本產品為醫療等級之鈦金屬製成,由多種形狀及尺寸的脊椎固定桿,骨釘,和鎖定螺絲組成,如同Medtronic其他脊椎系統的植入組成,可嵌入各式構造,並可依據個案的不同而量身訂做"	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，減少較大傷口之感染。	8600	FBZ010561003	思迪M9經皮脊椎固定系統不適用於衛署仿單上之禁忌症
4806	思迪M8經皮脊椎固定系統 固定連結桿 SEXTANT 40MM ROD TI AS:MEDTRONIC 8672040	SEXTANT 40MM ROD TI AS:MEDTRONIC 8672040	"產品的中空式M9多角度骨釘,配合SEXTANT工具從後方(背部)經皮植入脊椎,應用在脊椎成熟的病患作為後方椎弓骨釘固定系統使用"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"本產品為醫療等級之鈦金屬製成,由多種形狀及尺寸的脊椎固定桿,骨釘,和鎖定螺絲組成,如同Medtronic其他脊椎系統的植入組成,可嵌入各式構造,並可依據個案的不同而量身訂做"	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，減少較大傷口之感染。	8600	FBZ010561003	思迪M9經皮脊椎固定系統不適用於衛署仿單上之禁忌症
4807	思迪M8經皮脊椎固定系統 固定連結桿 SEXTANT 45MM ROD TI AS:MEDTRONIC 8672045	SEXTANT 45MM ROD TI AS:MEDTRONIC 8672045	"產品的中空式M9多角度骨釘,配合SEXTANT工具從後方(背部)經皮植入脊椎,應用在脊椎成熟的病患作為後方椎弓骨釘固定系統使用"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"本產品為醫療等級之鈦金屬製成,由多種形狀及尺寸的脊椎固定桿,骨釘,和鎖定螺絲組成,如同Medtronic其他脊椎系統的植入組成,可嵌入各式構造,並可依據個案的不同而量身訂做"	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，減少較大傷口之感染。	8600	FBZ010561003	思迪M9經皮脊椎固定系統不適用於衛署仿單上之禁忌症
4808	思迪M8經皮脊椎固定系統 固定連結桿 SEXTANT 50MM ROD TI AS:MEDTRONIC 8672050	SEXTANT 50MM ROD TI AS:MEDTRONIC 8672050	"產品的中空式M9多角度骨釘,配合SEXTANT工具從後方(背部)經皮植入脊椎,應用在脊椎成熟的病患作為後方椎弓骨釘固定系統使用"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"本產品為醫療等級之鈦金屬製成,由多種形狀及尺寸的脊椎固定桿,骨釘,和鎖定螺絲組成,如同Medtronic其他脊椎系統的植入組成,可嵌入各式構造,並可依據個案的不同而量身訂做"	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，減少較大傷口之感染。	8600	FBZ010561003	思迪M9經皮脊椎固定系統不適用於衛署仿單上之禁忌症
4809	思迪M8經皮脊椎固定系統 固定連結桿 SEXTANT 55MM ROD TI AS:MEDTRONIC 8672055	SEXTANT 55MM ROD TI AS:MEDTRONIC 8672055	"產品的中空式M9多角度骨釘,配合SEXTANT工具從後方(背部)經皮植入脊椎,應用在脊椎成熟的病患作為後方椎弓骨釘固定系統使用"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"本產品為醫療等級之鈦金屬製成,由多種形狀及尺寸的脊椎固定桿,骨釘,和鎖定螺絲組成,如同Medtronic其他脊椎系統的植入組成,可嵌入各式構造,並可依據個案的不同而量身訂做"	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，減少較大傷口之感染。	8600	FBZ010561003	思迪M9經皮脊椎固定系統不適用於衛署仿單上之禁忌症
4810	思迪M8經皮脊椎固定系統 固定連結桿 SEXTANT 60MM ROD TI AS:MEDTRONIC 8672060	SEXTANT 60MM ROD TI AS:MEDTRONIC 8672060	"產品的中空式M9多角度骨釘,配合SEXTANT工具從後方(背部)經皮植入脊椎,應用在脊椎成熟的病患作為後方椎弓骨釘固定系統使用"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"本產品為醫療等級之鈦金屬製成,由多種形狀及尺寸的脊椎固定桿,骨釘,和鎖定螺絲組成,如同Medtronic其他脊椎系統的植入組成,可嵌入各式構造,並可依據個案的不同而量身訂做"	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，減少較大傷口之感染。	8600	FBZ010561003	思迪M9經皮脊椎固定系統不適用於衛署仿單上之禁忌症
4811	思迪M8經皮脊椎固定系統 固定連結桿 SEXTANT 65MM ROD TI AS:MEDTRONIC 8672065	SEXTANT 65MM ROD TI AS:MEDTRONIC 8672065	"產品的中空式M9多角度骨釘,配合SEXTANT工具從後方(背部)經皮植入脊椎,應用在脊椎成熟的病患作為後方椎弓骨釘固定系統使用"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"本產品為醫療等級之鈦金屬製成,由多種形狀及尺寸的脊椎固定桿,骨釘,和鎖定螺絲組成,如同Medtronic其他脊椎系統的植入組成,可嵌入各式構造,並可依據個案的不同而量身訂做"	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，減少較大傷口之感染。	8600	FBZ010561003	思迪M9經皮脊椎固定系統不適用於衛署仿單上之禁忌症
4812	思迪M8經皮脊椎固定系統 固定連結桿 SEXTANT 70MM ROD TI AS:MEDTRONIC 8672070	SEXTANT 70MM ROD TI AS:MEDTRONIC 8672070	"產品的中空式M9多角度骨釘,配合SEXTANT工具從後方(背部)經皮植入脊椎,應用在脊椎成熟的病患作為後方椎弓骨釘固定系統使用"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"本產品為醫療等級之鈦金屬製成,由多種形狀及尺寸的脊椎固定桿,骨釘,和鎖定螺絲組成,如同Medtronic其他脊椎系統的植入組成,可嵌入各式構造,並可依據個案的不同而量身訂做"	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，減少較大傷口之感染。	8600	FBZ010561003	思迪M9經皮脊椎固定系統不適用於衛署仿單上之禁忌症
4813	思迪M8經皮脊椎固定系統 固定連結桿 SEXTANT 75MM ROD TI AS:MEDTRONIC 8672075	SEXTANT 75MM ROD TI AS:MEDTRONIC 8672075	"產品的中空式M9多角度骨釘,配合SEXTANT工具從後方(背部)經皮植入脊椎,應用在脊椎成熟的病患作為後方椎弓骨釘固定系統使用"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"本產品為醫療等級之鈦金屬製成,由多種形狀及尺寸的脊椎固定桿,骨釘,和鎖定螺絲組成,如同Medtronic其他脊椎系統的植入組成,可嵌入各式構造,並可依據個案的不同而量身訂做"	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，減少較大傷口之感染。	8600	FBZ010561003	思迪M9經皮脊椎固定系統不適用於衛署仿單上之禁忌症
4814	思迪M8經皮脊椎固定系統 固定連結桿 SEXTANT 80MM ROD TI AS:MEDTRONIC 8672080	SEXTANT 80MM ROD TI AS:MEDTRONIC 8672080	"產品的中空式M9多角度骨釘,配合SEXTANT工具從後方(背部)經皮植入脊椎,應用在脊椎成熟的病患作為後方椎弓骨釘固定系統使用"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"本產品為醫療等級之鈦金屬製成,由多種形狀及尺寸的脊椎固定桿,骨釘,和鎖定螺絲組成,如同Medtronic其他脊椎系統的植入組成,可嵌入各式構造,並可依據個案的不同而量身訂做"	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，減少較大傷口之感染。	8600	FBZ010561003	思迪M9經皮脊椎固定系統不適用於衛署仿單上之禁忌症
4815	思迪M8經皮脊椎固定系統 固定連結桿 SEXTANT 85MM ROD TI AS:MEDTRONIC 8672085	SEXTANT 85MM ROD TI AS:MEDTRONIC 8672085	"產品的中空式M9多角度骨釘,配合SEXTANT工具從後方(背部)經皮植入脊椎,應用在脊椎成熟的病患作為後方椎弓骨釘固定系統使用"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"本產品為醫療等級之鈦金屬製成,由多種形狀及尺寸的脊椎固定桿,骨釘,和鎖定螺絲組成,如同Medtronic其他脊椎系統的植入組成,可嵌入各式構造,並可依據個案的不同而量身訂做"	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，減少較大傷口之感染。	8600	FBZ010561004	思迪M9經皮脊椎固定系統不適用於衛署仿單上之禁忌症
4816	思迪M8經皮脊椎固定系統 固定連結桿 SEXTANT 90MM ROD TI AS:MEDTRONIC 8672090	SEXTANT 90MM ROD TI AS:MEDTRONIC 8672090	"產品的中空式M9多角度骨釘,配合SEXTANT工具從後方(背部)經皮植入脊椎,應用在脊椎成熟的病患作為後方椎弓骨釘固定系統使用"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"本產品為醫療等級之鈦金屬製成,由多種形狀及尺寸的脊椎固定桿,骨釘,和鎖定螺絲組成,如同Medtronic其他脊椎系統的植入組成,可嵌入各式構造,並可依據個案的不同而量身訂做"	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，減少較大傷口之感染。	8600	FBZ010561004	思迪M9經皮脊椎固定系統不適用於衛署仿單上之禁忌症
4817	思迪M8經皮脊椎固定系統 骨釘 CANN M8 MAS 5.5X30MM AS:MEDTRONIC 86745530	CANN M8 MAS 5.5X30MM AS:MEDTRONIC 86745530	"產品的中空式M9多角度骨釘,配合SEXTANT工具從後方(背部)經皮植入脊椎,應用在脊椎成熟的病患作為後方椎弓骨釘固定系統使用"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"本產品為醫療等級之鈦金屬製成,由多種形狀及尺寸的脊椎固定桿,骨釘,和鎖定螺絲組成,如同Medtronic其他脊椎系統的植入組成,可嵌入各式構造,並可依據個案的不同而量身訂做"	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，減少較大傷口之感染。	13300	FBZ010561005	思迪M9經皮脊椎固定系統不適用於衛署仿單上之禁忌症
4818	思迪M8經皮脊椎固定系統 骨釘 CANN M8 MAS 5.5X35MM AS:MEDTRONIC 86745535	CANN M8 MAS 5.5X35MM AS:MEDTRONIC 86745535	"產品的中空式M9多角度骨釘,配合SEXTANT工具從後方(背部)經皮植入脊椎,應用在脊椎成熟的病患作為後方椎弓骨釘固定系統使用"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"本產品為醫療等級之鈦金屬製成,由多種形狀及尺寸的脊椎固定桿,骨釘,和鎖定螺絲組成,如同Medtronic其他脊椎系統的植入組成,可嵌入各式構造,並可依據個案的不同而量身訂做"	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，減少較大傷口之感染。	13300	FBZ010561005	思迪M9經皮脊椎固定系統不適用於衛署仿單上之禁忌症
4819	思迪M8經皮脊椎固定系統 骨釘 CANN M8 MAS 5.5X40MM AS:MEDTRONIC 86745540	CANN M8 MAS 5.5X40MM AS:MEDTRONIC 86745540	"產品的中空式M9多角度骨釘,配合SEXTANT工具從後方(背部)經皮植入脊椎,應用在脊椎成熟的病患作為後方椎弓骨釘固定系統使用"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"本產品為醫療等級之鈦金屬製成,由多種形狀及尺寸的脊椎固定桿,骨釘,和鎖定螺絲組成,如同Medtronic其他脊椎系統的植入組成,可嵌入各式構造,並可依據個案的不同而量身訂做"	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，減少較大傷口之感染。	13300	FBZ010561005	思迪M9經皮脊椎固定系統不適用於衛署仿單上之禁忌症
4820	思迪M8經皮脊椎固定系統 骨釘 CANN M8 MAS 5.5X45MM AS:MEDTRONIC 86745545	CANN M8 MAS 5.5X45MM AS:MEDTRONIC 86745545	"產品的中空式M9多角度骨釘,配合SEXTANT工具從後方(背部)經皮植入脊椎,應用在脊椎成熟的病患作為後方椎弓骨釘固定系統使用"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"本產品為醫療等級之鈦金屬製成,由多種形狀及尺寸的脊椎固定桿,骨釘,和鎖定螺絲組成,如同Medtronic其他脊椎系統的植入組成,可嵌入各式構造,並可依據個案的不同而量身訂做"	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，減少較大傷口之感染。	13300	FBZ010561005	思迪M9經皮脊椎固定系統不適用於衛署仿單上之禁忌症
4821	思迪M8經皮脊椎固定系統 骨釘 CANN M8 MAS 5.5X50MM AS:MEDTRONIC 86745550	CANN M8 MAS 5.5X50MM AS:MEDTRONIC 86745550	"產品的中空式M9多角度骨釘,配合SEXTANT工具從後方(背部)經皮植入脊椎,應用在脊椎成熟的病患作為後方椎弓骨釘固定系統使用"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"本產品為醫療等級之鈦金屬製成,由多種形狀及尺寸的脊椎固定桿,骨釘,和鎖定螺絲組成,如同Medtronic其他脊椎系統的植入組成,可嵌入各式構造,並可依據個案的不同而量身訂做"	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，減少較大傷口之感染。	13300	FBZ010561005	思迪M9經皮脊椎固定系統不適用於衛署仿單上之禁忌症
4822	思迪M8經皮脊椎固定系統 骨釘 CANN M8 MAS 5.5X55MM AS:MEDTRONIC 86745555	CANN M8 MAS 5.5X55MM AS:MEDTRONIC 86745555	"產品的中空式M9多角度骨釘,配合SEXTANT工具從後方(背部)經皮植入脊椎,應用在脊椎成熟的病患作為後方椎弓骨釘固定系統使用"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生，不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"本產品為醫療等級之鈦金屬製成,由多種形狀及尺寸的脊椎固定桿,骨釘,和鎖定螺絲組成,如同Medtronic其他脊椎系統的植入組成,可嵌入各式構造,並可依據個案的不同而量身訂做"	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，減少較大傷口之感染。	13300	FBZ010561005	思迪M9經皮脊椎固定系統不適用於衛署仿單上之禁忌症

4823	思迪M8經皮脊椎固定系統 骨釘 CANN M8 MAS 6.5X30MM AS:MEDTRONIC 86746530	CANN M8 MAS 6.5X30MM AS:MEDTRONIC 86746530	"產品的中空式M9多角度骨釘,配合SEXTANT工具從後方(背部)經皮植入脊椎,應用在脊椎成熟的病患作為後方椎弓骨釘固定系統使用"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"本產品為醫療等級之鈦金屬製成,由多種形狀及尺寸的脊椎固定桿,骨釘,和鎖定螺絲組成,如同Medtronic其他脊椎系統的植入組成,可嵌入各式構造,並可依據個案的不同而量身訂做"	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，減少較大傷口之感染。	13300	FBZ010561005	思迪M9經皮脊椎固定系統不適用於衛署仿單上之禁忌症
4824	思迪M8經皮脊椎固定系統 骨釘 CANN M8 MAS 6.5X35MM AS:MEDTRONIC 86746535	CANN M8 MAS 6.5X35MM AS:MEDTRONIC 86746535	"產品的中空式M9多角度骨釘,配合SEXTANT工具從後方(背部)經皮植入脊椎,應用在脊椎成熟的病患作為後方椎弓骨釘固定系統使用"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"本產品為醫療等級之鈦金屬製成,由多種形狀及尺寸的脊椎固定桿,骨釘,和鎖定螺絲組成,如同Medtronic其他脊椎系統的植入組成,可嵌入各式構造,並可依據個案的不同而量身訂做"	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，減少較大傷口之感染。	13300	FBZ010561005	思迪M9經皮脊椎固定系統不適用於衛署仿單上之禁忌症
4825	思迪M8經皮脊椎固定系統 骨釘 CANN M8 MAS 6.5X40MM AS:MEDTRONIC 86746540	CANN M8 MAS 6.5X40MM AS:MEDTRONIC 86746540	"產品的中空式M9多角度骨釘,配合SEXTANT工具從後方(背部)經皮植入脊椎,應用在脊椎成熟的病患作為後方椎弓骨釘固定系統使用"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"本產品為醫療等級之鈦金屬製成,由多種形狀及尺寸的脊椎固定桿,骨釘,和鎖定螺絲組成,如同Medtronic其他脊椎系統的植入組成,可嵌入各式構造,並可依據個案的不同而量身訂做"	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，減少較大傷口之感染。	13300	FBZ010561005	思迪M9經皮脊椎固定系統不適用於衛署仿單上之禁忌症
4826	思迪M8經皮脊椎固定系統 骨釘 CANN M8 MAS 6.5X45MM AS:MEDTRONIC 86746545	CANN M8 MAS 6.5X45MM AS:MEDTRONIC 86746545	"產品的中空式M9多角度骨釘,配合SEXTANT工具從後方(背部)經皮植入脊椎,應用在脊椎成熟的病患作為後方椎弓骨釘固定系統使用"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"本產品為醫療等級之鈦金屬製成,由多種形狀及尺寸的脊椎固定桿,骨釘,和鎖定螺絲組成,如同Medtronic其他脊椎系統的植入組成,可嵌入各式構造,並可依據個案的不同而量身訂做"	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，減少較大傷口之感染。	13300	FBZ010561005	思迪M9經皮脊椎固定系統不適用於衛署仿單上之禁忌症
4827	思迪M8經皮脊椎固定系統 骨釘 CANN M8 MAS 6.5X50MM AS:MEDTRONIC 86746550	CANN M8 MAS 6.5X50MM AS:MEDTRONIC 86746550	"產品的中空式M9多角度骨釘,配合SEXTANT工具從後方(背部)經皮植入脊椎,應用在脊椎成熟的病患作為後方椎弓骨釘固定系統使用"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"本產品為醫療等級之鈦金屬製成,由多種形狀及尺寸的脊椎固定桿,骨釘,和鎖定螺絲組成,如同Medtronic其他脊椎系統的植入組成,可嵌入各式構造,並可依據個案的不同而量身訂做"	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，減少較大傷口之感染。	13300	FBZ010561005	思迪M9經皮脊椎固定系統不適用於衛署仿單上之禁忌症
4828	思迪M8經皮脊椎固定系統 骨釘 CANN M8 MAS 6.5X55MM AS:MEDTRONIC 86746555	CANN M8 MAS 6.5X55MM AS:MEDTRONIC 86746555	"產品的中空式M9多角度骨釘,配合SEXTANT工具從後方(背部)經皮植入脊椎,應用在脊椎成熟的病患作為後方椎弓骨釘固定系統使用"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"本產品為醫療等級之鈦金屬製成,由多種形狀及尺寸的脊椎固定桿,骨釘,和鎖定螺絲組成,如同Medtronic其他脊椎系統的植入組成,可嵌入各式構造,並可依據個案的不同而量身訂做"	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，減少較大傷口之感染。	13300	FBZ010561005	思迪M9經皮脊椎固定系統不適用於衛署仿單上之禁忌症
4829	思迪M8經皮脊椎固定系統 骨釘 CANN M8 MAS 7.5X30MM AS:MEDTRONIC 86747530	CANN M8 MAS 7.5X30MM AS:MEDTRONIC 86747530	"產品的中空式M9多角度骨釘,配合SEXTANT工具從後方(背部)經皮植入脊椎,應用在脊椎成熟的病患作為後方椎弓骨釘固定系統使用"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"本產品為醫療等級之鈦金屬製成,由多種形狀及尺寸的脊椎固定桿,骨釘,和鎖定螺絲組成,如同Medtronic其他脊椎系統的植入組成,可嵌入各式構造,並可依據個案的不同而量身訂做"	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，減少較大傷口之感染。	13300	FBZ010561005	思迪M9經皮脊椎固定系統不適用於衛署仿單上之禁忌症
4830	思迪M8經皮脊椎固定系統 骨釘 CANN M8 MAS 7.5X35MM AS:MEDTRONIC 86747535	CANN M8 MAS 7.5X35MM AS:MEDTRONIC 86747535	"產品的中空式M9多角度骨釘,配合SEXTANT工具從後方(背部)經皮植入脊椎,應用在脊椎成熟的病患作為後方椎弓骨釘固定系統使用"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"本產品為醫療等級之鈦金屬製成,由多種形狀及尺寸的脊椎固定桿,骨釘,和鎖定螺絲組成,如同Medtronic其他脊椎系統的植入組成,可嵌入各式構造,並可依據個案的不同而量身訂做"	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，減少較大傷口之感染。	13300	FBZ010561005	思迪M9經皮脊椎固定系統不適用於衛署仿單上之禁忌症
4831	思迪M8經皮脊椎固定系統 骨釘 CANN M8 MAS 7.5X40MM AS:MEDTRONIC 86747540	CANN M8 MAS 7.5X40MM AS:MEDTRONIC 86747540	"產品的中空式M9多角度骨釘,配合SEXTANT工具從後方(背部)經皮植入脊椎,應用在脊椎成熟的病患作為後方椎弓骨釘固定系統使用"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"本產品為醫療等級之鈦金屬製成,由多種形狀及尺寸的脊椎固定桿,骨釘,和鎖定螺絲組成,如同Medtronic其他脊椎系統的植入組成,可嵌入各式構造,並可依據個案的不同而量身訂做"	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，減少較大傷口之感染。	13300	FBZ010561005	思迪M9經皮脊椎固定系統不適用於衛署仿單上之禁忌症
4832	思迪M8經皮脊椎固定系統 骨釘 CANN M8 MAS 7.5X45MM AS:MEDTRONIC 86747545	CANN M8 MAS 7.5X45MM AS:MEDTRONIC 86747545	"產品的中空式M9多角度骨釘,配合SEXTANT工具從後方(背部)經皮植入脊椎,應用在脊椎成熟的病患作為後方椎弓骨釘固定系統使用"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"本產品為醫療等級之鈦金屬製成,由多種形狀及尺寸的脊椎固定桿,骨釘,和鎖定螺絲組成,如同Medtronic其他脊椎系統的植入組成,可嵌入各式構造,並可依據個案的不同而量身訂做"	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，減少較大傷口之感染。	13300	FBZ010561005	思迪M9經皮脊椎固定系統不適用於衛署仿單上之禁忌症
4833	思迪M8經皮脊椎固定系統 骨釘 CANN M8 MAS 7.5X50MM AS:MEDTRONIC 86747550	CANN M8 MAS 7.5X50MM AS:MEDTRONIC 86747550	"產品的中空式M9多角度骨釘,配合SEXTANT工具從後方(背部)經皮植入脊椎,應用在脊椎成熟的病患作為後方椎弓骨釘固定系統使用"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"本產品為醫療等級之鈦金屬製成,由多種形狀及尺寸的脊椎固定桿,骨釘,和鎖定螺絲組成,如同Medtronic其他脊椎系統的植入組成,可嵌入各式構造,並可依據個案的不同而量身訂做"	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，減少較大傷口之感染。	13300	FBZ010561005	思迪M9經皮脊椎固定系統不適用於衛署仿單上之禁忌症
4834	思迪M8經皮脊椎固定系統 骨釘 CANN M8 MAS 7.5X55MM AS:MEDTRONIC 86747555	CANN M8 MAS 7.5X55MM AS:MEDTRONIC 86747555	"產品的中空式M9多角度骨釘,配合SEXTANT工具從後方(背部)經皮植入脊椎,應用在脊椎成熟的病患作為後方椎弓骨釘固定系統使用"	所有有關不使用輔助器材作為脊椎手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	"本產品為醫療等級之鈦金屬製成,由多種形狀及尺寸的脊椎固定桿,骨釘,和鎖定螺絲組成,如同Medtronic其他脊椎系統的植入組成,可嵌入各式構造,並可依據個案的不同而量身訂做"	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，減少較大傷口之感染。	13300	FBZ010561005	思迪M9經皮脊椎固定系統不適用於衛署仿單上之禁忌症
4835	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 5.5X30X30MM AS:INTAI 40305530	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCT LT U 5.5X30X30MM AS:INTAI 40305530	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨骼以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
4836	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 5.5X35X30MM AS:INTAI 40305535	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCT LT U 5.5X35X30MM AS:INTAI 40305535	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨骼以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
4837	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 5.5X40X30MM AS:INTAI 40305540	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCT LT U 5.5X40X30MM AS:INTAI 40305540	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨骼以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
4838	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 5.5X45X30MM AS:INTAI 40305545	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCT LT U 5.5X45X30MM AS:INTAI 40305545	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨骼以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。

4839	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型5.5X50X30MM AS:INTAI 40305550	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCT LT U 5.5X50X30MM AS:INTAI 40305550	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
4840	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.5X40X30MM AS:INTAI 40306540	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCT LT U 6.5X40X30MM AS:INTAI 40306540	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
4841	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.5X45X30MM AS:INTAI 40306545	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCT LT U 6.5X45X30MM AS:INTAI 40306545	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
4842	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.5X50X30MM AS:INTAI 40306550	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCT LT U 6.5X50X30MM AS:INTAI 40306550	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
4843	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.5X55X30MM AS:INTAI 40306555	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCT LT U 6.5X55X30MM AS:INTAI 40306555	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
4844	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.5X40X30MM AS:INTAI 40307540	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCT LT U 7.5X40X30MM AS:INTAI 40307540	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
4845	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.5X45X30MM AS:INTAI 40307545	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCT LT U 7.5X45X30MM AS:INTAI 40307545	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
4846	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.5X50X30MM AS:INTAI 40307550	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCT LT U 7.5X50X30MM AS:INTAI 40307550	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
4847	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型5.0X35X30MM AS:INTAI 40315035	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCT LT U 5.0X35X30MM AS:INTAI 40315035	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
4848	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型5.0X40X30MM AS:INTAI 40315040	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCT LT U 5.0X40X30MM AS:INTAI 40315040	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
4849	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型5.0X45X30MM AS:INTAI 40315045	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCT LT U 5.0X45X30MM AS:INTAI 40315045	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
4850	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型5.5X35X30MM AS:INTAI 40315535	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCT LT U 5.5X35X30MM AS:INTAI 40315535	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。

4851	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型5.5X40X30MM AS:INTAI 40315540	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCT LT U 5.5X40X30MM AS:INTAI 40315540	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨骼以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小、組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
4852	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型5.5X45X30MM AS:INTAI 40315545	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCT LT U 5.5X45X30MM AS:INTAI 40315545	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨骼以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小、組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
4853	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.5X35X30MM AS:INTAI 40316535	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCT LT U 6.5X35X30MM AS:INTAI 40316535	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨骼以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小、組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
4854	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.5X40X30MM AS:INTAI 40316540	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCT LT U 6.5X40X30MM AS:INTAI 40316540	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨骼以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小、組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
4855	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.5X45X30MM AS:INTAI 40316545	CANNULATED PEDICLE SCREW POLY-AXIAL REDUCT LT U 6.5X45X30MM AS:INTAI 40316545	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨骼以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小、組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
4856	小兒髖骨鎖定式骨板 LCP PEDIATRIC HIP PLATE 5.0 110° 22.5X90MM AS：SYNTHES 02.108.321	LCP PEDIATRIC HIP PLATE 5.0 110° 22.5X90MM AS：SYNTHES 02.108.321	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。4.材質較好。	1.異物感。2.術後癒合前疼痛感。	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	64000	FBZ020418001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。3.不可與不同材質內植物混用。
4857	小兒髖骨鎖定式骨板 LCP PEDIATRIC HIP PLATE 5.0 120° 22.5X90MM AS：SYNTHES 02.108.323	LCP PEDIATRIC HIP PLATE 5.0 120° 22.5X90MM AS：SYNTHES 02.108.323	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。5.材質較好。	1.異物感。3.術後癒合前疼痛感。	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	64000	FBZ020418001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。4.不可與不同材質內植物混用。
4858	小兒髖骨鎖定式骨板 LCP PEDIATRIC HIP PLATE 5.0 150° 22.5X90MM AS：SYNTHES 02.108.325	LCP PEDIATRIC HIP PLATE 5.0 150° 22.5X90MM AS：SYNTHES 02.108.325	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。6.材質較好。	1.異物感。4.術後癒合前疼痛感。	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	64000	FBZ020418001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。5.不可與不同材質內植物混用。
4859	小兒髖骨鎖定式骨板 LCP PEDIATRIC HIP PLATE 3.5 100° 18.5X75MM AS：SYNTHES 02.108.310	LCP PEDIATRIC HIP PLATE 3.5 100° 18.5X75MM AS：SYNTHES 02.108.310	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。7.材質較好。	1.異物感。5.術後癒合前疼痛感。	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	64000	FBZ020418001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。6.不可與不同材質內植物混用。
4860	小兒髖骨鎖定式骨板 LCP PEDIATRIC HIP PLATE 3.5 110° 18.5X75MM AS：SYNTHES 02.108.311	LCP PEDIATRIC HIP PLATE 3.5 110° 18.5X75MM AS：SYNTHES 02.108.311	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。8.材質較好。	1.異物感。6.術後癒合前疼痛感。	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	64000	FBZ020418001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。7.不可與不同材質內植物混用。
4861	小兒髖骨鎖定式骨板 LCP PEDIATRIC HIP PLATE 3.5 120° 18.5X75MM AS：SYNTHES 02.108.313	LCP PEDIATRIC HIP PLATE 3.5 120° 18.5X75MM AS：SYNTHES 02.108.313	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。9.材質較好。	1.異物感。7.術後癒合前疼痛感。	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	64000	FBZ020418001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。8.不可與不同材質內植物混用。
4862	小兒髖骨鎖定式骨板 LCP PEDIATRIC HIP PLATE 3.5 150° 18.5X75MM AS：SYNTHES 02.108.315	LCP PEDIATRIC HIP PLATE 3.5 150° 18.5X75MM AS：SYNTHES 02.108.315	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。10.材質較好。	1.異物感。8.術後癒合前疼痛感。	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	64000	FBZ020418001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。9.不可與不同材質內植物混用。
4863	小兒髖骨鎖定式骨板 LCP PEDIATRIC HIP PLATE 5.0 100° 22.5X90MM AS：SYNTHES 02.108.320	LCP PEDIATRIC HIP PLATE 5.0 100° 22.5X90MM AS：SYNTHES 02.108.320	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。11.材質較好。	1.異物感。9.術後癒合前疼痛感。	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	64000	FBZ020418001	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。10.不可與不同材質內植物混用。
4864	多角度遠端橈骨鎖定加壓骨板骨釘 LCP VA LOCKING SCREW STARDRIVE 2.4MM (SELF- TAPPING)/16MM AS：SYNTHES 04.210.116	LCP VA LOCKING SCREW STARDRIVE 2.4MM (SELF-TAPPING)/16MM AS：SYNTHES 04.210.116	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。12.材質較好。	1.異物感。10.術後癒合前疼痛感。	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ022596002	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。11.不可與不同材質內植物混用。
4865	多角度遠端橈骨鎖定加壓骨板骨釘 LCP VA LOCKING SCREW STARDRIVE 2.4MM (SELF- TAPPING)/22MM AS：SYNTHES 04.210.122	LCP VA LOCKING SCREW STARDRIVE 2.4MM (SELF-TAPPING)/22MM AS：SYNTHES 04.210.122	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。13.材質較好。	1.異物感。11.術後癒合前疼痛感。	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ022596002	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。12.不可與不同材質內植物混用。
4866	多角度遠端橈骨鎖定加壓骨板骨釘 LCP VA LOCKING SCREW STARDRIVE 2.4MM (SELF- TAPPING)/26MM AS：SYNTHES 04.210.126	LCP VA LOCKING SCREW STARDRIVE 2.4MM (SELF-TAPPING)/26MM AS：SYNTHES 04.210.126	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。14.材質較好。	1.異物感。12.術後癒合前疼痛感。	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ022596002	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。13.不可與不同材質內植物混用。
4867	多角度遠端橈骨鎖定加壓骨板骨釘 LCP VA LOCKING SCREW STARDRIVE 2.4MM (SELF- TAPPING)/10MM AS：SYNTHES 04.210.110	LCP VA LOCKING SCREW STARDRIVE 2.4MM (SELF-TAPPING)/10MM AS：SYNTHES 04.210.110	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。15.材質較好。	1.異物感。13.術後癒合前疼痛感。	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ022596002	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。14.不可與不同材質內植物混用。
4868	多角度遠端橈骨鎖定加壓骨板骨釘 LCP VA LOCKING SCREW STARDRIVE 2.4MM (SELF- TAPPING)/12MM AS：SYNTHES 04.210.112	LCP VA LOCKING SCREW STARDRIVE 2.4MM (SELF-TAPPING)/12MM AS：SYNTHES 04.210.112	1.骨質疏鬆。2.複雜性骨折。3.縮短手術時間。16.材質較好。	1.異物感。14.術後癒合前疼痛感。	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症。支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原。	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ022596002	1.需由專業外科醫師使用。2.遵照醫師衛教規定。15.不可與不同材質內植物混用。

4869	多角度遠端橈骨鎖定加壓骨板骨釘 LCP VA LOCKING SCREW STARDRIVE 2.4MM (SELF- TAPPING)/14MM AS：SYNTHES 04.210.114	LCP VA LOCKING SCREW STARDRIVE 2.4MM (SELF-TAPPING)/14MM AS：SYNTHES 04.210.114	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・17.材質較好・	1.異物感・15.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ022596002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・16.不同與不同材質內植物混用・
4870	多角度遠端橈骨鎖定加壓骨板骨釘 LCP VA LOCKING SCREW STARDRIVE 2.4MM (SELF- TAPPING)/18MM AS：SYNTHES 04.210.118	LCP VA LOCKING SCREW STARDRIVE 2.4MM (SELF-TAPPING)/18MM AS：SYNTHES 04.210.118	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・18.材質較好・	1.異物感・16.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ022596002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・17.不同與不同材質內植物混用・
4871	多角度遠端橈骨鎖定加壓骨板骨釘 LCP VA LOCKING SCREW STARDRIVE 2.4MM (SELF- TAPPING)/24MM AS：SYNTHES 04.210.124	LCP VA LOCKING SCREW STARDRIVE 2.4MM (SELF-TAPPING)/24MM AS：SYNTHES 04.210.124	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・19.材質較好・	1.異物感・17.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ022596002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・18.不同與不同材質內植物混用・
4872	多角度遠端橈骨鎖定加壓骨板骨釘 LCP VA LOCKING SCREW STARDRIVE 2.4MM (SELF- TAPPING)/28MM AS：SYNTHES 04.210.128	LCP VA LOCKING SCREW STARDRIVE 2.4MM (SELF-TAPPING)/28MM AS：SYNTHES 04.210.128	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・20.材質較好・	1.異物感・18.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ022596002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・19.不同與不同材質內植物混用・
4873	多角度遠端橈骨鎖定加壓骨板骨釘 LCP VA LOCKING SCREW STARDRIVE 2.4MM (SELF- TAPPING)/30MM AS：SYNTHES 04.210.130	LCP VA LOCKING SCREW STARDRIVE 2.4MM (SELF-TAPPING)/30MM AS：SYNTHES 04.210.130	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・21.材質較好・	1.異物感・19.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ022596002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・20.不同與不同材質內植物混用・
4874	多角度遠端橈骨鎖定加壓骨板骨釘 LCP VA LOCKING SCREW STARDRIVE 2.4MM (SELF- TAPPING)/20MM AS：SYNTHES 04.210.120	LCP VA LOCKING SCREW STARDRIVE 2.4MM (SELF-TAPPING)/20MM AS：SYNTHES 04.210.120	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・22.材質較好・	1.異物感・20.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ022596002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・21.不同與不同材質內植物混用・
4875	骨盆重建預先塑型鎖定骨釘 LOCKING SCREW 3.5(SELF-TAPPING) 45MM AS：SYNTHES 212.119	LOCKING SCREW 3.5(SELF-TAPPING) 45MM AS：SYNTHES 212.119	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・34.材質較好・	1.異物感・32.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・33.不同與不同材質內植物混用・
4876	骨盆重建預先塑型鎖定骨釘 LOCKING SCREW 3.5(SELF-TAPPING) 20MM AS：SYNTHES 212.106	LOCKING SCREW 3.5(SELF-TAPPING) 20MM AS：SYNTHES 212.106	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・35.材質較好・	1.異物感・33.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・34.不同與不同材質內植物混用・
4877	骨盆重建預先塑型鎖定骨釘 LOCKING SCREW 3.5(SELF-TAPPING) 22MM AS：SYNTHES 212.107	LOCKING SCREW 3.5(SELF-TAPPING) 22MM AS：SYNTHES 212.107	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・36.材質較好・	1.異物感・34.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・35.不同與不同材質內植物混用・
4878	骨盆重建預先塑型鎖定骨釘 LOCKING SCREW 3.5(SELF-TAPPING) 24MM AS：SYNTHES 212.108	LOCKING SCREW 3.5(SELF-TAPPING) 24MM AS：SYNTHES 212.108	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・37.材質較好・	1.異物感・35.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・36.不同與不同材質內植物混用・
4879	骨盆重建預先塑型鎖定骨釘 LOCKING SCREW 3.5(SELF-TAPPING) 26MM AS：SYNTHES 212.109	LOCKING SCREW 3.5(SELF-TAPPING) 26MM AS：SYNTHES 212.109	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・38.材質較好・	1.異物感・36.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・37.不同與不同材質內植物混用・
4880	骨盆重建預先塑型鎖定骨釘 LOCKING SCREW 3.5(SELF-TAPPING) 28MM AS：SYNTHES 212.110	LOCKING SCREW 3.5(SELF-TAPPING) 28MM AS：SYNTHES 212.110	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・39.材質較好・	1.異物感・37.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・38.不同與不同材質內植物混用・
4881	骨盆重建預先塑型鎖定骨釘 LOCKING SCREW 3.5(SELF-TAPPING) 30MM AS：SYNTHES 212.111	LOCKING SCREW 3.5(SELF-TAPPING) 30MM AS：SYNTHES 212.111	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・40.材質較好・	1.異物感・38.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・39.不同與不同材質內植物混用・
4882	骨盆重建預先塑型鎖定骨釘 LOCKING SCREW 3.5(SELF-TAPPING) 32MM AS：SYNTHES 212.112	LOCKING SCREW 3.5(SELF-TAPPING) 32MM AS：SYNTHES 212.112	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・41.材質較好・	1.異物感・39.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・40.不同與不同材質內植物混用・
4883	骨盆重建預先塑型鎖定骨釘 LOCKING SCREW 3.5(SELF-TAPPING) 34MM AS：SYNTHES 212.113	LOCKING SCREW 3.5(SELF-TAPPING) 34MM AS：SYNTHES 212.113	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・42.材質較好・	1.異物感・40.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・41.不同與不同材質內植物混用・
4884	骨盆重建預先塑型鎖定骨釘 LOCKING SCREW 3.5(SELF-TAPPING) 36MM AS：SYNTHES 212.115	LOCKING SCREW 3.5(SELF-TAPPING) 36MM AS：SYNTHES 212.115	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・43.材質較好・	1.異物感・41.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・42.不同與不同材質內植物混用・
4885	骨盆重建預先塑型鎖定骨釘 LOCKING SCREW 3.5(SELF-TAPPING) 40MM AS：SYNTHES 212.117	LOCKING SCREW 3.5(SELF-TAPPING) 40MM AS：SYNTHES 212.117	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・44.材質較好・	1.異物感・42.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・43.不同與不同材質內植物混用・
4886	骨盆重建預先塑型鎖定骨釘 LOCKING SCREW 3.5(SELF-TAPPING) 50MM AS：SYNTHES 212.121	LOCKING SCREW 3.5(SELF-TAPPING) 50MM AS：SYNTHES 212.121	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・45.材質較好・	1.異物感・43.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・44.不同與不同材質內植物混用・
4887	骨盆重建預先塑型鎖定骨釘 LOCKING SCREW 3.5(SELF-TAPPING) 55MM AS：SYNTHES 212.123	LOCKING SCREW 3.5(SELF-TAPPING) 55MM AS：SYNTHES 212.123	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・46.材質較好・	1.異物感・44.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・45.不同與不同材質內植物混用・
4888	骨盆重建預先塑型鎖定骨釘 LOCKING SCREW 3.5(SELF-TAPPING) 60MM AS：SYNTHES 212.124	LOCKING SCREW 3.5(SELF-TAPPING) 60MM AS：SYNTHES 212.124	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・47.材質較好・	1.異物感・45.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・46.不同與不同材質內植物混用・
4889	鎖定加壓骨釘 LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 22MM AS：SYNTHES 212.205	LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 22MM AS：SYNTHES 212.205	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・48.材質較好・	1.異物感・46.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・47.不同與不同材質內植物混用・
4890	鎖定加壓骨釘 LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 24MM AS：SYNTHES 212.206	LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 24MM AS：SYNTHES 212.206	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・49.材質較好・	1.異物感・47.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・48.不同與不同材質內植物混用・
4891	鎖定加壓骨釘 LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 26MM AS：SYNTHES 212.207	LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 26MM AS：SYNTHES 212.207	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・50.材質較好・	1.異物感・48.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・49.不同與不同材質內植物混用・

4892	鎖定加壓骨釘 LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 28MM AS：SYNTHES 212.208	LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 28MM AS：SYNTHES 212.208	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・51.材質較好・	1.異物感・49.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・50.不同與不同材質內植物混用・
4893	鎖定加壓骨釘 LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 30MM AS：SYNTHES 212.209	LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 30MM AS：SYNTHES 212.209	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・52.材質較好・	1.異物感・50.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・51.不同與不同材質內植物混用・
4894	鎖定加壓骨釘 LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 32MM AS：SYNTHES 212.210	LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 32MM AS：SYNTHES 212.210	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・53.材質較好・	1.異物感・51.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・52.不同與不同材質內植物混用・
4895	鎖定加壓骨釘 LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 34MM AS：SYNTHES 212.211	LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 34MM AS：SYNTHES 212.211	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・54.材質較好・	1.異物感・52.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・53.不同與不同材質內植物混用・
4896	鎖定加壓骨釘 LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 36MM AS：SYNTHES 212.212	LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 36MM AS：SYNTHES 212.212	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・55.材質較好・	1.異物感・53.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・54.不同與不同材質內植物混用・
4897	鎖定加壓骨釘 LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 38MM AS：SYNTHES 212.213	LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 38MM AS：SYNTHES 212.213	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・56.材質較好・	1.異物感・54.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・55.不同與不同材質內植物混用・
4898	鎖定加壓骨釘 LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 40MM AS：SYNTHES 212.214	LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 40MM AS：SYNTHES 212.214	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・57.材質較好・	1.異物感・55.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・56.不同與不同材質內植物混用・
4899	鎖定加壓骨釘 LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 42MM AS：SYNTHES 212.215	LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 42MM AS：SYNTHES 212.215	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・58.材質較好・	1.異物感・56.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・57.不同與不同材質內植物混用・
4900	鎖定加壓骨釘 LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 44MM AS：SYNTHES 212.216	LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 44MM AS：SYNTHES 212.216	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・59.材質較好・	1.異物感・57.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・58.不同與不同材質內植物混用・
4901	鎖定加壓骨釘 LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 46MM AS：SYNTHES 212.217	LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 46MM AS：SYNTHES 212.217	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・60.材質較好・	1.異物感・58.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・59.不同與不同材質內植物混用・
4902	鎖定加壓骨釘 LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 48MM AS：SYNTHES 212.218	LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 48MM AS：SYNTHES 212.218	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・61.材質較好・	1.異物感・59.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・60.不同與不同材質內植物混用・
4903	鎖定加壓骨釘 LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 50MM AS：SYNTHES 212.219	LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 50MM AS：SYNTHES 212.219	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・62.材質較好・	1.異物感・60.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・61.不同與不同材質內植物混用・
4904	鎖定加壓骨釘 LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 55MM AS：SYNTHES 212.220	LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 55MM AS：SYNTHES 212.220	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・63.材質較好・	1.異物感・61.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・62.不同與不同材質內植物混用・
4905	鎖定加壓骨釘 LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 60MM AS：SYNTHES 212.221	LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 60MM AS：SYNTHES 212.221	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・64.材質較好・	1.異物感・62.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・63.不同與不同材質內植物混用・
4906	鎖定加壓骨釘 LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 65MM AS：SYNTHES 212.222	LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 65MM AS：SYNTHES 212.222	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・65.材質較好・	1.異物感・63.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・64.不同與不同材質內植物混用・
4907	鎖定加壓骨釘 LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 70MM AS：SYNTHES 212.223	LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 70MM AS：SYNTHES 212.223	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・66.材質較好・	1.異物感・64.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・65.不同與不同材質內植物混用・
4908	鎖定加壓骨釘 LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 75MM AS：SYNTHES 212.224	LOCKING SCREW 5.0(SELF-TAPPING) 75MM AS：SYNTHES 212.224	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・67.材質較好・	1.異物感・65.術後癒合前疼痛感・	提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症，支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	0	FBZ007804002	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・66.不同與不同材質內植物混用・
4909	右側脛骨底盤 TIBIAL TRAY RIGHT #2 AS：WRIGHT 200222902	TIBIAL TRAY RIGHT #2 AS：WRIGHT 200222902	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高・	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短・	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷・	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感・	65000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重・
4910	右側脛骨底盤 TIBIAL TRAY RIGHT #3 AS：WRIGHT 200222903	TIBIAL TRAY RIGHT #3 AS：WRIGHT 200222903	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高・	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短・	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷・	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感・	65000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重・
4911	右側脛骨底盤 TIBIAL TRAY RIGHT #4 AS：WRIGHT 200222904	TIBIAL TRAY RIGHT #4 AS：WRIGHT 200222904	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高・	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短・	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷・	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感・	65000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重・
4912	右側脛骨底盤 TIBIAL TRAY RIGHT #5 AS：WRIGHT 200222905	TIBIAL TRAY RIGHT #5 AS：WRIGHT 200222905	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高・	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短・	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷・	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感・	65000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重・
4913	右側脛骨底盤 TIBIAL TRAY RIGHT #6 AS：WRIGHT 200222906	TIBIAL TRAY RIGHT #6 AS：WRIGHT 200222906	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高・	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短・	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷・	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感・	65000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重・
4914	左側脛骨底盤 TIBIAL TRAY LEFT #2 AS：WRIGHT 200252902	TIBIAL TRAY LEFT #2 AS：WRIGHT 200252902	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高・	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短・	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷・	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感・	65000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重・

4915	左側脛骨底盤 TIBIAL TRAY LEFT #3 AS：WRIGHT 200252903	TIBIAL TRAY LEFT #3 AS：WRIGHT 200252903	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	65000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4916	左側脛骨底盤 TIBIAL TRAY LEFT #4 AS：WRIGHT 200252904	TIBIAL TRAY LEFT #4 AS：WRIGHT 200252904	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	65000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4917	左側脛骨底盤 TIBIAL TRAY LEFT #5 AS：WRIGHT 200252905	TIBIAL TRAY LEFT #5 AS：WRIGHT 200252905	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	65000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4918	左側脛骨底盤 TIBIAL TRAY LEFT #6 AS：WRIGHT 200252906	TIBIAL TRAY LEFT #6 AS：WRIGHT 200252906	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	65000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4919	長版右側脛骨底盤 TIBIAL TRAY LONG RIGHT #2 AS：WRIGHT 220222902	TIBIAL TRAY LONG RIGHT #2 AS：WRIGHT 220222902	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	65000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4920	長版右側脛骨底盤 TIBIAL TRAY LONG RIGHT #3 AS：WRIGHT 220222903	TIBIAL TRAY LONG RIGHT #3 AS：WRIGHT 220222903	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	65000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4921	長版右側脛骨底盤 TIBIAL TRAY LONG RIGHT #4 AS：WRIGHT 220222904	TIBIAL TRAY LONG RIGHT #4 AS：WRIGHT 220222904	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	65000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4922	長版右側脛骨底盤 TIBIAL TRAY LONG RIGHT #5 AS：WRIGHT 220222905	TIBIAL TRAY LONG RIGHT #5 AS：WRIGHT 220222905	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	65000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4923	長版左側脛骨底盤 TIBIAL TRAY LONG LEFT #2 AS：WRIGHT 220252902	TIBIAL TRAY LONG LEFT #2 AS：WRIGHT 220252902	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	65000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4924	長版左側脛骨底盤 TIBIAL TRAY LONG LEFT #3 AS：WRIGHT 220252903	TIBIAL TRAY LONG LEFT #3 AS：WRIGHT 220252903	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	65000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4925	長版左側脛骨底盤 TIBIAL TRAY LONG LEFT #4 AS：WRIGHT 220252904	TIBIAL TRAY LONG LEFT #4 AS：WRIGHT 220252904	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	65000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4926	長版左側脛骨底盤 TIBIAL TRAY LONG LEFT #5 AS：WRIGHT 220252905	TIBIAL TRAY LONG LEFT #5 AS：WRIGHT 220252905	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	65000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4927	高分子墊墊 POLY #2 11MM R&L AS：WRIGHT 200221924E	POLY #2 11MM R&L AS：WRIGHT 200221924E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4928	高分子墊墊 POLY #2 13MM R&L AS：WRIGHT 200221926E	POLY #2 13MM R&L AS：WRIGHT 200221926E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4929	高分子墊墊 POLY #2 7MM R&L AS：WRIGHT 200221920E	POLY #2 7MM R&L AS：WRIGHT 200221920E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4930	高分子墊墊 POLY #2 9MM R&L AS：WRIGHT 200221922E	POLY #2 9MM R&L AS：WRIGHT 200221922E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4931	高分子墊墊 POLY #2 PLUS 11MM AS：WRIGHT 200223211E	POLY #2 PLUS 11MM AS：WRIGHT 200223211E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4932	高分子墊墊 POLY #2 PLUS 13MM AS：WRIGHT 200223213E	POLY #2 PLUS 13MM AS：WRIGHT 200223213E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4933	高分子墊墊 POLY #2 PLUS 15MM AS：WRIGHT 200223215E	POLY #2 PLUS 15MM AS：WRIGHT 200223215E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。

4934	高分子襯墊 POLY #2 PLUS 9MM AS：WRIGHT 200223209E	POLY #2 PLUS 9MM AS：WRIGHT 200223209E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4935	高分子襯墊 POLY #3 10MM R&L AS：WRIGHT 200221932E	POLY #3 10MM R&L AS：WRIGHT 200221932E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4936	高分子襯墊 POLY #3 12MM R&L AS：WRIGHT 200221934E	POLY #3 12MM R&L AS：WRIGHT 200221934E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4937	高分子襯墊 POLY #3 14MM R&L AS：WRIGHT 200221936E	POLY #3 14MM R&L AS：WRIGHT 200221936E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4938	高分子襯墊 POLY #3 8MM R&L AS：WRIGHT 200221930E	POLY #3 8MM R&L AS：WRIGHT 200221930E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4939	高分子襯墊 POLY #3 PLUS 10MM AS：WRIGHT 200224310E	POLY #3 PLUS 10MM AS：WRIGHT 200224310E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4940	高分子襯墊 POLY #3 PLUS 12MM AS：WRIGHT 200224312E	POLY #3 PLUS 12MM AS：WRIGHT 200224312E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4941	高分子襯墊 POLY #3 PLUS 14MM AS：WRIGHT 200224314E	POLY #3 PLUS 14MM AS：WRIGHT 200224314E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4942	高分子襯墊 POLY #3 PLUS 16MM AS：WRIGHT 200224316E	POLY #3 PLUS 16MM AS：WRIGHT 200224316E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4943	高分子襯墊 POLY #4 11MM R&L AS：WRIGHT 200221942E	POLY #4 11MM R&L AS：WRIGHT 200221942E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4944	高分子襯墊 POLY #4 13MM R&L AS：WRIGHT 200221944E	POLY #4 13MM R&L AS：WRIGHT 200221944E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4945	高分子襯墊 POLY #4 15MM R&L AS：WRIGHT 200221946E	POLY #4 15MM R&L AS：WRIGHT 200221946E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4946	高分子襯墊 POLY #4 9MM R&L AS：WRIGHT 200221940E	POLY #4 9MM R&L AS：WRIGHT 200221940E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4947	高分子襯墊 POLY #4 PLUS 10MM AS：WRIGHT 200225410E	POLY #4 PLUS 10MM AS：WRIGHT 200225410E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4948	高分子襯墊 POLY #4 PLUS 12MM AS：WRIGHT 200225412E	POLY #4 PLUS 12MM AS：WRIGHT 200225412E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4949	高分子襯墊 POLY #4 PLUS 14MM AS：WRIGHT 200225414E	POLY #4 PLUS 14MM AS：WRIGHT 200225414E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4950	高分子襯墊 POLY #4 PLUS 16MM AS：WRIGHT 200225416E	POLY #4 PLUS 16MM AS：WRIGHT 200225416E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4951	高分子襯墊 POLY #5 11MM R&L AS：WRIGHT 200221952E	POLY #5 11MM R&L AS：WRIGHT 200221952E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4952	高分子襯墊 POLY #5 13MM R&L AS：WRIGHT 200221954E	POLY #5 13MM R&L AS：WRIGHT 200221954E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。

4953	高分子襯墊 POLY #5 15MM R&L AS：WRIGHT 200221956E	POLY #5 15MM R&L AS：WRIGHT 200221956E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4954	高分子襯墊 POLY #5 9MM R&L AS：WRIGHT 200221950E	POLY #5 9MM R&L AS：WRIGHT 200221950E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4955	高分子襯墊 POLY #5 PLUS 10MM AS：WRIGHT 200226510E	POLY #5 PLUS 10MM AS：WRIGHT 200226510E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4956	高分子襯墊 POLY #5 PLUS 12MM AS：WRIGHT 200226512E	POLY #5 PLUS 12MM AS：WRIGHT 200226512E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4957	高分子襯墊 POLY #5 PLUS 14MM AS：WRIGHT 200226514E	POLY #5 PLUS 14MM AS：WRIGHT 200226514E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4958	高分子襯墊 POLY #5 PLUS 16MM AS：WRIGHT 200226516E	POLY #5 PLUS 16MM AS：WRIGHT 200226516E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4959	高分子襯墊 POLY #6 11MM R&L AS：WRIGHT 200221962E	POLY #6 11MM R&L AS：WRIGHT 200221962E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4960	高分子襯墊 POLY #6 13MM R&L AS：WRIGHT 200221964E	POLY #6 13MM R&L AS：WRIGHT 200221964E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4961	高分子襯墊 POLY #6 15MM R&L AS：WRIGHT 200221966E	POLY #6 15MM R&L AS：WRIGHT 200221966E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4962	高分子襯墊 POLY #6 9MM R&L AS：WRIGHT 200221960E	POLY #6 9MM R&L AS：WRIGHT 200221960E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4963	脛骨幹中段 STEM TIBIAL MID SIZE 12MM AS：WRIGHT 200010904	STEM TIBIAL MID SIZE 12MM AS：WRIGHT 200010904	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	26000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4964	脛骨幹中段 STEM TIBIAL MID SIZE 14MM AS：WRIGHT 200010901	STEM TIBIAL MID SIZE 14MM AS：WRIGHT 200010901	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	26000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4965	脛骨幹中段 STEM TIBIAL MID SIZE 16MM AS：WRIGHT 200010902	STEM TIBIAL MID SIZE 16MM AS：WRIGHT 200010902	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	26000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4966	脛骨幹中段 STEM TIBIAL MID SIZE 18MM AS：WRIGHT 200010903	STEM TIBIAL MID SIZE 18MM AS：WRIGHT 200010903	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	26000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4967	脛骨幹底段 STEM TIBIAL BASE SIZE 16MM AS：WRIGHT 200009901	STEM TIBIAL BASE SIZE 16MM AS：WRIGHT 200009901	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	26000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4968	脛骨幹底段 STEM TIBIAL BASE SIZE 18MM AS：WRIGHT 200009902	STEM TIBIAL BASE SIZE 18MM AS：WRIGHT 200009902	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	26000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4969	脛骨幹頂段 STEM TIBIAL TOP SIZE 12MM AS：WRIGHT 200011904	STEM TIBIAL TOP SIZE 12MM AS：WRIGHT 200011904	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	26000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4970	脛骨幹頂段 STEM TIBIAL TOP SIZE 14MM AS：WRIGHT 200011901	STEM TIBIAL TOP SIZE 14MM AS：WRIGHT 200011901	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	26000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4971	脛骨幹頂段 STEM TIBIAL TOP SIZE 16MM AS：WRIGHT 200011902	STEM TIBIAL TOP SIZE 16MM AS：WRIGHT 200011902	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	26000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。

4972	距骨圓頂 TALAR DOME #2 AS：WRIGHT 200220902	TALAR DOME #2 AS：WRIGHT 200220902	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	68000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4973	距骨圓頂 TALAR DOME #3 AS：WRIGHT 200220903	TALAR DOME #3 AS：WRIGHT 200220903	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	68000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4974	距骨圓頂 TALAR DOME #4 AS：WRIGHT 200220904	TALAR DOME #4 AS：WRIGHT 200220904	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	68000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4975	距骨圓頂 TALAR DOME #5 AS：WRIGHT 200220905	TALAR DOME #5 AS：WRIGHT 200220905	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	68000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4976	距骨圓頂 TALAR DOME #6 AS：WRIGHT 200220906	TALAR DOME #6 AS：WRIGHT 200220906	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	68000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4977	距骨幹 TALAR STEM 10MM AS：WRIGHT 200347901	TALAR STEM 10MM AS：WRIGHT 200347901	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	18000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4978	溝形高分子墊墊 POLY #2 SULCUS 10MM AS：WRIGHT 220222210E	POLY #2 SULCUS 10MM AS：WRIGHT 220222210E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4979	溝形高分子墊墊 POLY #2 SULCUS 12MM AS：WRIGHT 220222212E	POLY #2 SULCUS 12MM AS：WRIGHT 220222212E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4980	溝形高分子墊墊 POLY #2 SULCUS 6MM AS：WRIGHT 220222206E	POLY #2 SULCUS 6MM AS：WRIGHT 220222206E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4981	溝形高分子墊墊 POLY #2 SULCUS 8MM AS：WRIGHT 220222208E	POLY #2 SULCUS 8MM AS：WRIGHT 220222208E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4982	溝形高分子墊墊 POLY #3 SULCUS 10MM AS：WRIGHT 220223310E	POLY #3 SULCUS 10MM AS：WRIGHT 220223310E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4983	溝形高分子墊墊 POLY #3 SULCUS 12MM AS：WRIGHT 220223312E	POLY #3 SULCUS 12MM AS：WRIGHT 220223312E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4984	溝形高分子墊墊 POLY #3 SULCUS 14MM AS：WRIGHT 220223314E	POLY #3 SULCUS 14MM AS：WRIGHT 220223314E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4985	溝形高分子墊墊 POLY #3 SULCUS 8MM AS：WRIGHT 220223308E	POLY #3 SULCUS 8MM AS：WRIGHT 220223308E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4986	溝形高分子墊墊 POLY #4 SULCUS 11MM AS：WRIGHT 220224411E	POLY #4 SULCUS 11MM AS：WRIGHT 220224411E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4987	溝形高分子墊墊 POLY #4 SULCUS 13MM AS：WRIGHT 220224413E	POLY #4 SULCUS 13MM AS：WRIGHT 220224413E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4988	溝形高分子墊墊 POLY #4 SULCUS 15MM AS：WRIGHT 220224415E	POLY #4 SULCUS 15MM AS：WRIGHT 220224415E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4989	溝形高分子墊墊 POLY #4 SULCUS 9MM AS：WRIGHT 220224409E	POLY #4 SULCUS 9MM AS：WRIGHT 220224409E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4990	溝形高分子墊墊 POLY #5 SULCUS 11MM AS：WRIGHT 220225511E	POLY #5 SULCUS 11MM AS：WRIGHT 220225511E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。

4991	溝形高分子襯墊 POLY #5 SULCUS 13MM AS：WRIGHT 220225513E	POLY #5 SULCUS 13MM AS：WRIGHT 220225513E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4992	溝形高分子襯墊 POLY #5 SULCUS 15MM AS：WRIGHT 220225515E	POLY #5 SULCUS 15MM AS：WRIGHT 220225515E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4993	溝形高分子襯墊 POLY #5 SULCUS 9MM AS：WRIGHT 220225509E	POLY #5 SULCUS 9MM AS：WRIGHT 220225509E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4994	溝形高分子襯墊 POLY #6 SULCUS 11MM AS：WRIGHT 220226611E	POLY #6 SULCUS 11MM AS：WRIGHT 220226611E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4995	溝形高分子襯墊 POLY #6 SULCUS 13MM AS：WRIGHT 220226613E	POLY #6 SULCUS 13MM AS：WRIGHT 220226613E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4996	溝形高分子襯墊 POLY #6 SULCUS 15MM AS：WRIGHT 220226615E	POLY #6 SULCUS 15MM AS：WRIGHT 220226615E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4997	溝形高分子襯墊 POLY #6 SULCUS 9MM AS：WRIGHT 220226609E	POLY #6 SULCUS 9MM AS：WRIGHT 220226609E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4998	溝形高分子襯墊 POLY 2+ SULCUS 10MM AS：WRIGHT 220223210E	POLY 2+ SULCUS 10MM AS：WRIGHT 220223210E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
4999	溝形高分子襯墊 POLY 2+ SULCUS 12MM AS：WRIGHT 220223212E	POLY 2+ SULCUS 12MM AS：WRIGHT 220223212E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
5000	溝形高分子襯墊 POLY 2+ SULCUS 14MM AS：WRIGHT 220223214E	POLY 2+ SULCUS 14MM AS：WRIGHT 220223214E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
5001	溝形高分子襯墊 POLY 2+ SULCUS 8MM AS：WRIGHT 220223208E	POLY 2+ SULCUS 8MM AS：WRIGHT 220223208E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
5002	溝形高分子襯墊 POLY 3+ SULCUS 10MM AS：WRIGHT 220224310E	POLY 3+ SULCUS 10MM AS：WRIGHT 220224310E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
5003	溝形高分子襯墊 POLY 3+ SULCUS 12MM AS：WRIGHT 220224312E	POLY 3+ SULCUS 12MM AS：WRIGHT 220224312E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
5004	溝形高分子襯墊 POLY 3+ SULCUS 14MM AS：WRIGHT 220224314E	POLY 3+ SULCUS 14MM AS：WRIGHT 220224314E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
5005	溝形高分子襯墊 POLY 3+ SULCUS 16MM AS：WRIGHT 220224316E	POLY 3+ SULCUS 16MM AS：WRIGHT 220224316E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
5006	溝形高分子襯墊 POLY 4+ SULCUS 10MM AS：WRIGHT 220225410E	POLY 4+ SULCUS 10MM AS：WRIGHT 220225410E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
5007	溝形高分子襯墊 POLY 4+ SULCUS 12MM AS：WRIGHT 220225412E	POLY 4+ SULCUS 12MM AS：WRIGHT 220225412E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
5008	溝形高分子襯墊 POLY 4+ SULCUS 14MM AS：WRIGHT 220225414E	POLY 4+ SULCUS 14MM AS：WRIGHT 220225414E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
5009	溝形高分子襯墊 POLY 5+ SULCUS 10MM AS：WRIGHT 220226510E	POLY 5+ SULCUS 10MM AS：WRIGHT 220226510E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用書命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。

5010	溝形高分子襯墊 POLY 5+ SULCUS 12MM AS：WRIGHT 220226512E	POLY 5+ SULCUS 12MM AS：WRIGHT 220226512E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
5011	溝形高分子襯墊 POLY 5+ SULCUS 14MM AS：WRIGHT 220226514E	POLY 5+ SULCUS 14MM AS：WRIGHT 220226514E	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
5012	溝形距骨圓頂 TALAR DOME #2 SULCUS AS：WRIGHT 220220902	TALAR DOME #2 SULCUS AS：WRIGHT 220220902	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	68000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
5013	溝形距骨圓頂 TALAR DOME #3 SULCUS AS：WRIGHT 220220903	TALAR DOME #3 SULCUS AS：WRIGHT 220220903	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	68000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
5014	溝形距骨圓頂 TALAR DOME #4 SULCUS AS：WRIGHT 220220904	TALAR DOME #4 SULCUS AS：WRIGHT 220220904	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	68000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
5015	溝形距骨圓頂 TALAR DOME #5 SULCUS AS：WRIGHT 220220905	TALAR DOME #5 SULCUS AS：WRIGHT 220220905	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	68000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
5016	溝形距骨圓頂 TALAR DOME #6 SULCUS AS：WRIGHT 220220906	TALAR DOME #6 SULCUS AS：WRIGHT 220220906	本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用, 目的是減輕踝關節疼痛, 恢復對位, 和替代踝部關節的屈曲及伸展運動, 來恢復病患的部分行動力, 適用於嚴重風濕性關節炎, 受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	68000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
5017	健鍊防粘黏薄膜 SEPRAFILM ADHESION BARRIER 7X13CM 6SHEETS/PC AS:GENZYME 5086-02	SEPRAFILM ADHESION BARRIER 7X13CM 6SHEETS/PC AS:GENZYME 5086-02	防粘黏薄膜適用於進行腹腔或骨盆腔手術的患者使用，目的在減少手術後於腹腔壁與下方的臟器(如網膜、小腸、膀胱與胃)之間及子宮與周圍組織(如輸卵管、卵巢、大腸與膀胱)之間造成粘黏的發生率並降低其程度與嚴重度。	無顯著副作用	Seprafilm防粘黏薄膜是一種無菌、生物可吸收、半透明的粘黏阻隔膜，由玻尿酸鈉(HA)與羧酸甲基纖維素(CMC)兩種陰離子多醣類組合而成， 同時藉由活化劑將上述生化聚合物做化學上的修改而成	此類商品皆無健保給付	25200	FSZ018915002	無
5018	組織黏合貼 TISSUE PATCH 30X80 MM TP-05 AS:TISSUEMED/TP-05	TISSUE PATCH 30X80 MM TP-05 AS:TISSUEMED/TP-05	漏氣是胸腔外科手術主要併發症之一，本品可快速封合並且補強傷口組織，防止漏氣或低壓性出血或?血或體液滲漏等現象。	無	本品為一無菌、供單次使用之自黏性且可吸收的手術用封合材料與防?薄膜。當貼敷到組織上，薄膜會變得有黏著性，且立即附著於組織表面，作為防止洩氣的黏合劑。	由於本品會被人體吸收，故不須如健保特材般需要再取出，且移除後有再出血的疑慮。	37800	TTZ026651002	本品是為輔助物，提供暫時性支持作用。不可用來控制動脈出血，但可輔助性地用來控制低壓?出性出血。不可用於胃腸道之漿膜組織。
5019	保諾士可注射型人工骨填充物 PROSS INJECTABLE BONE VOID FILLER 3CC AS:PROSS PA-030A	PROSS INJECTABLE BONE VOID FILLER 3CC AS:PROSS PA-030A	"保諾士!可注射型人工骨填充物用於填補骨骼裂縫 / 缺損。當 PROSS 的粉劑與液劑均勻攪拌成泥狀物後，可利用注射或是直接填補的方式施用於骨骼裂縫 /缺損中，材料硬化後即可暫時支撐骨缺損，避免二次傷害，但不具有穩定骨骼結構之功能。 PROSS 在骨骼癒合過程中會被人體所吸收，並同時被新生骨所取代。	可能之副作用包括但不限定於：1.發生於一般手術常見之症狀，如傷口血腫、流膿、骨折或感染等。2.可能造成骨癒合不完全。3.瞬態高血鈣症。4.材料加壓人骨缺損中，有可能會造成脂肪或材料碎屑所造成之栓塞。	"保諾士!可注射型人工骨填充物用於填補骨骼裂縫 / 缺損。當 PROSS 的粉劑與液劑均勻攪拌成泥狀物後，可利用注射或是直接填補的方式施用於骨骼裂縫 /缺損中，材料硬化後即可暫時支撐骨缺損，避免二次傷害，但不具有穩定骨骼結構之功能。 PROSS 在骨骼癒合過程中會被人體所吸收，並同時被新生骨所取代。	無	35000	FBZ005273002	無
5020	保諾士可注射型人工骨填充物 PROSS INJECTABLE BONE VOID FILLER 5CC AS:PROSS PA-050A	PROSS INJECTABLE BONE VOID FILLER 5CC AS:PROSS PA-050A	"保諾士!可注射型人工骨填充物用於填補骨骼裂縫 / 缺損。當 PROSS 的粉劑與液劑均勻攪拌成泥狀物後，可利用注射或是直接填補的方式施用於骨骼裂縫 /缺損中，材料硬化後即可暫時支撐骨缺損，避免二次傷害，但不具有穩定骨骼結構之功能。 PROSS 在骨骼癒合過程中會被人體所吸收，並同時被新生骨所取代。	可能之副作用包括但不限定於：1.發生於一般手術常見之症狀，如傷口血腫、流膿、骨折或感染等。2.可能造成骨癒合不完全。3.瞬態高血鈣症。4.材料加壓人骨缺損中，有可能會造成脂肪或材料碎屑所造成之栓塞。	"保諾士!可注射型人工骨填充物用於填補骨骼裂縫 / 缺損。當 PROSS 的粉劑與液劑均勻攪拌成泥狀物後，可利用注射或是直接填補的方式施用於骨骼裂縫 /缺損中，材料硬化後即可暫時支撐骨缺損，避免二次傷害，但不具有穩定骨骼結構之功能。 PROSS 在骨骼癒合過程中會被人體所吸收，並同時被新生骨所取代。	無	50000	FBZ005273003	無
5021	立克塔可分離式栓塞環 0.035" 10MMX14CM AS：COOK MWCER-35-14-10	RETRACTA DETACHABLE EMBOLIZATION COIL 0.035" 10MMX14CM AS：COOK MWCER-35-14-10	用於周邊血管的動脈及靜脈栓塞，提供治療部位必須精準定位的情況下使用栓塞環安全輸送。	應避免放置栓塞彈簧時阻塞必要血管通道而造成的不良反應。	立克塔可分離式栓塞環能藉由X光透視下正確的被輸送到目標血管，經過重複精準定位後，確保符合臨床目標位置後再被安全釋出。	主要用於周邊血管的動脈及靜脈栓塞，藉由安全栓塞環傳輸系統能準確定位在目標血管上，減少一般栓塞彈簧可能飄離位移開目標血管、阻塞必要血管通道發生的可能性。	20625	CMZ027282001	放置栓塞彈簧時應注意勿太靠近必要血管入口處，且栓塞彈簧間或其他栓塞物之間應確定能完整固定，以降低彈簧線圈因鬆開移動而阻塞原來正常或必要血管管道之可能性。
5022	立克塔可分離式栓塞環 0.035" 12MMX14CM AS：COOK MWCER-35-14-12	RETRACTA DETACHABLE EMBOLIZATION COIL 0.035" 12MMX14CM AS：COOK MWCER-35-14-12	用於周邊血管的動脈及靜脈栓塞，提供治療部位必須精準定位的情況下使用栓塞環安全輸送。	應避免放置栓塞彈簧時阻塞必要血管通道而造成的不良反應。	立克塔可分離式栓塞環能藉由X光透視下正確的被輸送到目標血管，經過重複精準定位後，確保符合臨床目標位置後再被安全釋出。	主要用於周邊血管的動脈及靜脈栓塞，藉由安全栓塞環傳輸系統能準確定位在目標血管上，減少一般栓塞彈簧可能飄離位移開目標血管、阻塞必要血管通道發生的可能性。	20625	CMZ027282001	放置栓塞彈簧時應注意勿太靠近必要血管入口處，且栓塞彈簧間或其他栓塞物之間應確定能完整固定，以降低彈簧線圈因鬆開移動而阻塞原來正常或必要血管管道之可能性。
5023	立克塔可分離式栓塞環 0.035" 14MMX14CM AS：COOK MWCER-35-14-14	RETRACTA DETACHABLE EMBOLIZATION COIL 0.035" 14MMX14CM AS：COOK MWCER-35-14-14	用於周邊血管的動脈及靜脈栓塞，提供治療部位必須精準定位的情況下使用栓塞環安全輸送。	應避免放置栓塞彈簧時阻塞必要血管通道而造成的不良反應。	立克塔可分離式栓塞環能藉由X光透視下正確的被輸送到目標血管，經過重複精準定位後，確保符合臨床目標位置後再被安全釋出。	主要用於周邊血管的動脈及靜脈栓塞，藉由安全栓塞環傳輸系統能準確定位在目標血管上，減少一般栓塞彈簧可能飄離位移開目標血管、阻塞必要血管通道發生的可能性。	20625	CMZ027282001	放置栓塞彈簧時應注意勿太靠近必要血管入口處，且栓塞彈簧間或其他栓塞物之間應確定能完整固定，以降低彈簧線圈因鬆開移動而阻塞原來正常或必要血管管道之可能性。
5024	立克塔可分離式栓塞環 0.035" 16MMX14CM AS：COOK MWCER-35-14-16	RETRACTA DETACHABLE EMBOLIZATION COIL 0.035" 16MMX14CM AS：COOK MWCER-35-14-16	用於周邊血管的動脈及靜脈栓塞，提供治療部位必須精準定位的情況下使用栓塞環安全輸送。	應避免放置栓塞彈簧時阻塞必要血管通道而造成的不良反應。	立克塔可分離式栓塞環能藉由X光透視下正確的被輸送到目標血管，經過重複精準定位後，確保符合臨床目標位置後再被安全釋出。	主要用於周邊血管的動脈及靜脈栓塞，藉由安全栓塞環傳輸系統能準確定位在目標血管上，減少一般栓塞彈簧可能飄離位移開目標血管、阻塞必要血管通道發生的可能性。	20625	CMZ027282001	放置栓塞彈簧時應注意勿太靠近必要血管入口處，且栓塞彈簧間或其他栓塞物之間應確定能完整固定，以降低彈簧線圈因鬆開移動而阻塞原來正常或必要血管管道之可能性。
5025	立克塔可分離式栓塞環 0.035" 18MMX14CM AS：COOK MWCER-35-14-18	RETRACTA DETACHABLE EMBOLIZATION COIL 0.035" 18MMX14CM AS：COOK MWCER-35-14-18	用於周邊血管的動脈及靜脈栓塞，提供治療部位必須精準定位的情況下使用栓塞環安全輸送。	應避免放置栓塞彈簧時阻塞必要血管通道而造成的不良反應。	立克塔可分離式栓塞環能藉由X光透視下正確的被輸送到目標血管，經過重複精準定位後，確保符合臨床目標位置後再被安全釋出。	主要用於周邊血管的動脈及靜脈栓塞，藉由安全栓塞環傳輸系統能準確定位在目標血管上，減少一般栓塞彈簧可能飄離位移開目標血管、阻塞必要血管通道發生的可能性。	20625	CMZ027282001	放置栓塞彈簧時應注意勿太靠近必要血管入口處，且栓塞彈簧間或其他栓塞物之間應確定能完整固定，以降低彈簧線圈因鬆開移動而阻塞原來正常或必要血管管道之可能性。
5026	立克塔可分離式栓塞環 0.035" 20MMX14CM AS：COOK MWCER-35-14-20	RETRACTA DETACHABLE EMBOLIZATION COIL 0.035" 20MMX14CM AS：COOK MWCER-35-14-20	用於周邊血管的動脈及靜脈栓塞，提供治療部位必須精準定位的情況下使用栓塞環安全輸送。	應避免放置栓塞彈簧時阻塞必要血管通道而造成的不良反應。	立克塔可分離式栓塞環能藉由X光透視下正確的被輸送到目標血管，經過重複精準定位後，確保符合臨床目標位置後再被安全釋出。	主要用於周邊血管的動脈及靜脈栓塞，藉由安全栓塞環傳輸系統能準確定位在目標血管上，減少一般栓塞彈簧可能飄離位移開目標血管、阻塞必要血管通道發生的可能性。	20625	CMZ027282001	放置栓塞彈簧時應注意勿太靠近必要血管入口處，且栓塞彈簧間或其他栓塞物之間應確定能完整固定，以降低彈簧線圈因鬆開移動而阻塞原來正常或必要血管管道之可能性。

5027	立克塔可分離式栓塞環 0.035" 6MMX14CM AS：COOK MWCER-35-14-6	RETRACTA DETACHABLE EMBOLIZATION COIL 0.035" 6MMX14CM AS：COOK MWCER-35-14-6	用於周邊血管的動脈及靜脈栓塞，提供治療部位必須精準定位的情況下使用栓塞環安全輸送。	應避免放置栓塞彈簧時阻塞必要血管通道而造成的不良反應。	立克塔可分離式栓塞環能藉由X光透視下正確的被輸送到目標血管，經過重複精準定位後，確保符合臨床目標位置後再被安全釋出。	主要用於周邊血管的動脈及靜脈栓塞，藉由安全栓塞環傳輸系統能準確定位在目標血管上，減少一般栓塞彈簧可能飄離位移開目標血管、阻塞必要血管通道發生的可能性。	20625	CMZ027282001	放置栓塞彈簧時應注意勿太靠近必要血管入口處，且栓塞彈簧間或其他栓塞物之間應確定能完整固定，以降低彈簧線圈因鬆開移動而阻塞原來正常或必要血管管道之可能性。
5028	立克塔可分離式栓塞環 0.035" 8MMX14CM AS：COOK MWCER-35-14-8	RETRACTA DETACHABLE EMBOLIZATION COIL 0.035" 8MMX14CM AS：COOK MWCER-35-14-8	用於周邊血管的動脈及靜脈栓塞，提供治療部位必須精準定位的情況下使用栓塞環安全輸送。	應避免放置栓塞彈簧時阻塞必要血管通道而造成的不良反應。	立克塔可分離式栓塞環能藉由X光透視下正確的被輸送到目標血管，經過重複精準定位後，確保符合臨床目標位置後再被安全釋出。	主要用於周邊血管的動脈及靜脈栓塞，藉由安全栓塞環傳輸系統能準確定位在目標血管上，減少一般栓塞彈簧可能飄離位移開目標血管、阻塞必要血管通道發生的可能性。	20625	CMZ027282001	放置栓塞彈簧時應注意勿太靠近必要血管入口處，且栓塞彈簧間或其他栓塞物之間應確定能完整固定，以降低彈簧線圈因鬆開移動而阻塞原來正常或必要血管管道之可能性。
5029	立克塔可分離式栓塞環 0.035" 4MMX7CM AS：COOK MWCER-35-7-4	RETRACTA DETACHABLE EMBOLIZATION COIL 0.035" 4MMX7CM AS：COOK MWCER-35-7-4	用於周邊血管的動脈及靜脈栓塞，提供治療部位必須精準定位的情況下使用栓塞環安全輸送。	應避免放置栓塞彈簧時阻塞必要血管通道而造成的不良反應。	立克塔可分離式栓塞環能藉由X光透視下正確的被輸送到目標血管，經過重複精準定位後，確保符合臨床目標位置後再被安全釋出。	主要用於周邊血管的動脈及靜脈栓塞，藉由安全栓塞環傳輸系統能準確定位在目標血管上，減少一般栓塞彈簧可能飄離位移開目標血管、阻塞必要血管通道發生的可能性。	20625	CMZ027282001	放置栓塞彈簧時應注意勿太靠近必要血管入口處，且栓塞彈簧間或其他栓塞物之間應確定能完整固定，以降低彈簧線圈因鬆開移動而阻塞原來正常或必要血管管道之可能性。
5030	立克塔可分離式栓塞環 0.035" 6MMX7CM AS：COOK MWCER-35-7-6	RETRACTA DETACHABLE EMBOLIZATION COIL 0.035" 6MMX7CM AS：COOK MWCER-35-7-6	用於周邊血管的動脈及靜脈栓塞，提供治療部位必須精準定位的情況下使用栓塞環安全輸送。	應避免放置栓塞彈簧時阻塞必要血管通道而造成的不良反應。	立克塔可分離式栓塞環能藉由X光透視下正確的被輸送到目標血管，經過重複精準定位後，確保符合臨床目標位置後再被安全釋出。	主要用於周邊血管的動脈及靜脈栓塞，藉由安全栓塞環傳輸系統能準確定位在目標血管上，減少一般栓塞彈簧可能飄離位移開目標血管、阻塞必要血管通道發生的可能性。	20625	CMZ027282001	放置栓塞彈簧時應注意勿太靠近必要血管入口處，且栓塞彈簧間或其他栓塞物之間應確定能完整固定，以降低彈簧線圈因鬆開移動而阻塞原來正常或必要血管管道之可能性。
5031	立克塔可分離式栓塞環 0.035" 8MMX7CM AS：COOK MWCER-35-7-8	RETRACTA DETACHABLE EMBOLIZATION COIL 0.035" 8MMX7CM AS：COOK MWCER-35-7-8	用於周邊血管的動脈及靜脈栓塞，提供治療部位必須精準定位的情況下使用栓塞環安全輸送。	應避免放置栓塞彈簧時阻塞必要血管通道而造成的不良反應。	立克塔可分離式栓塞環能藉由X光透視下正確的被輸送到目標血管，經過重複精準定位後，確保符合臨床目標位置後再被安全釋出。	主要用於周邊血管的動脈及靜脈栓塞，藉由安全栓塞環傳輸系統能準確定位在目標血管上，減少一般栓塞彈簧可能飄離位移開目標血管、阻塞必要血管通道發生的可能性。	20625	CMZ027282001	放置栓塞彈簧時應注意勿太靠近必要血管入口處，且栓塞彈簧間或其他栓塞物之間應確定能完整固定，以降低彈簧線圈因鬆開移動而阻塞原來正常或必要血管管道之可能性。
5032	艾克曼肩胛骨骨板系統 LOCKING SCAPULA PLATE SYSTEM 4H GLENOID LEFT AS:ACUMED PL-SG04L	LOCKING SCAPULA PLATE SYSTEM 4H GLENOID LEFT AS:ACUMED PL-SG04L	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間。3.互鎖式骨釘，可增加固定力。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	66360	FBZ021855001	不可重覆使用
5033	艾克曼肩胛骨骨板系統 LOCKING SCAPULA PLATE SYSTEM 4H GLENOID RIGHT AS：ACUMED PL-SG04R	LOCKING SCAPULA PLATE SYSTEM 4H GLENOID RIGHT AS：ACUMED PL-SG04R	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。4.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間。3.互鎖式骨釘，可增加固定力。5.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。4.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	66360	FBZ021855001	不可重覆使用
5034	艾克索血管閉合導管 EXOSEAL VASCULAR CLOSURE DEVICE 5FR 12CM AS：CORDIS EX500CE	EXOSEAL VASCULAR CLOSURE DEVICE 5FR 12CM AS: CORDIS EX500CE	減少止血時間及臥床時間。	操作不當時可能會發生栓塞脫位。	本產品適用於5、6或7F 股動脈 punchure傷口，為血管外的止血器，操作簡單。	進行較長時間由股動脈穿刺進行介入性治療的患者，需施打較高劑量的抗凝血劑，術後止血不易，使用此產品可減少止血時間及病人臥床時間，並且可減少失血。	11050	CHZ024140001	不可使用於下列患者：1.不可控性高血壓患者.2.血小板異常患者 3.曾進行過股血管外科手術或穿刺部位血管移植患者 4.24小時內接受溶栓治療患者.5計畫30天內相同部位進行穿刺患者。
5035	艾克索血管閉合導管 EXOSEAL VASCULAR CLOSURE DEVICE 6FR 12CM AS: CORDIS EX600CE	EXOSEAL VASCULAR CLOSURE DEVICE 6FR 12CM AS: CORDIS EX600CE	減少止血時間及臥床時間。	操作不當時可能會發生栓塞脫位。	本產品適用於5、6或7F 股動脈 punchure傷口，為血管外的止血器，操作簡單。	進行較長時間由股動脈穿刺進行介入性治療的患者，需施打較高劑量的抗凝血劑，術後止血不易，使用此產品可減少止血時間及病人臥床時間，並且可減少失血。	11050	CHZ024140001	不可使用於下列患者：1.不可控性高血壓患者.2.血小板異常患者 3.曾進行過股血管外科手術或穿刺部位血管移植患者 4.24小時內接受溶栓治療患者.5計畫30天內相同部位進行穿刺患者。
5036	艾克索血管閉合導管 EXOSEAL VASCULAR CLOSURE DEVICE 7FR 12CM AS: CORDIS EX700CE	EXOSEAL VASCULAR CLOSURE DEVICE 7FR 12CM AS: CORDIS EX700CE	減少止血時間及臥床時間。	操作不當時可能會發生栓塞脫位。	本產品適用於5、6或7F 股動脈 punchure傷口，為血管外的止血器，操作簡單。	進行較長時間由股動脈穿刺進行介入性治療的患者，需施打較高劑量的抗凝血劑，術後止血不易，使用此產品可減少止血時間及病人臥床時間，並且可減少失血。	11050	CHZ024140001	不可使用於下列患者：1.不可控性高血壓患者.2.血小板異常患者 3.曾進行過股血管外科手術或穿刺部位血管移植患者 4.24小時內接受溶栓治療患者.5計畫30天內相同部位進行穿刺患者。
5037	沃肯單極電刀探頭 VULCAN EFLEX ABLATOR PROBE WITH INTEGRATED CABLE AS:SMITH & NEPHEW 72200683	VULCAN EFLEX ABLATOR PROBE WITH INTEGRATED CABLE AS:SMITH & NEPHEW 72200683	健保無相似品項。	無	本產品為拋棄式，單次使用之單極電刀探頭,須搭配沃肯電刀主機，用於一般手術使用(含骨科及關節鏡手術)，應用於止血及關節軟組織電燒凝結。	無	31500	TKY026154W01	1.不可重複使用，2.須依照標準醫療程序，有關地方與國家規定予以處理。
5038	沃肯90度吸引式雙極氣化棒 VULCAN SAPHYRE II BIOPOLAR WITH SUCTION 90度 3MMX14.5CM AS:SMITH & NEPHEW 7210111	VULCAN SAPHYRE II BIOPOLAR ABLATION PROBE WITH SUCTION 90度 3MMX14.5CM AS:SMITH & NEPHEW 7210111	健保無相似品項。	無	須搭配沃肯電刀主機使用，具有抽吸功能可清除使用過程中產生的泡泡，使手術部位能見度更好。	無	15000	TKY025760W01	1.不可重複使用，2.須依照標準醫療程序，有關地方與國家規定予以處理。
5039	利膚來可拆除式皮膚縫合釘 ZIPLINE REMOVABLE SURGICAL SKIN STAPLE 4CM AS:ZIPLINE PS2040	ZIPLINE REMOVABLE SURGICAL SKIN STAPLE 4CM AS:ZIPLINE PS2040	1.使用此產品，比傳統縫線或縫合釘較，能降低感染風險。2.使用此產品，病人較沒有術後不舒適感，且手術傷口區的美觀效果較好。3.此產品對手術醫師在處理手術傷口時能用較短時間且較美觀效果完成。	無特殊副作用	為非侵入式手術傷口皮膚癒合裝置可用於手術切開時或切開後皮膚傷口之癒合，能將因手術而分開的皮膚接近並靠攏使其達到皮膚癒合的效果。	為拋棄式非侵入性手術傷口皮膚癒合裝置，具簡易操作性，提高手術效率，並減少傷口因皮膚縫合穿刺導致的感染機率。	4600	TSZ014425005	使用本產品時請依照所提供之操作及使用資訊使用。本產品為無菌包裝，不可重新滅菌，開封後不可重覆使用。1.不適用於已感染區域。2.對產品過敏患者嚴禁使用。3.不適用無法用手指合併傷口的高張力皮膚。
5040	利膚來可拆除式皮膚縫合釘 ZIPLINE REMOVABLE SURGICAL SKIN STAPLE 24CM AS:ZIPLINE PS1240	ZIPLINE REMOVABLE SURGICAL SKIN STAPLE 24CM AS:ZIPLINE PS1240	1.使用此產品，比傳統縫線或縫合釘較，能降低感染風險。2.使用此產品，病人較沒有術後不舒適感，且手術傷口區的美觀效果較好。3.此產品對手術醫師在處理手術傷口時能用較短時間且較美觀效果完成。	無特殊副作用	為非侵入式手術傷口皮膚癒合裝置可用於手術切開時或切開後皮膚傷口之癒合，能將因手術而分開的皮膚接近並靠攏使其達到皮膚癒合的效果。	為拋棄式非侵入性手術傷口皮膚癒合裝置，具簡易操作性，提高手術效率，並減少傷口因皮膚縫合穿刺導致的感染機率。	10800	TSZ014425004	使用本產品時請依照所提供之操作及使用資訊使用。本產品為無菌包裝，不可重新滅菌，開封後不可重覆使用。1.不適用於已感染區域。2.對產品過敏患者嚴禁使用。3.不適用無法用手指合併傷口的高張力皮膚。
5041	哈默尼克新尼巨弧形刀片 HARMONIC SYNERGY CURVED BLADE AS:ETHICON SNGCB	HARMONIC SYNERGY CURVED BLADE AS:ETHICON SNGCB	適用於控制出血並且將熱傷害減輕到最低的情況下，將軟組織切開，此器械可以當作電燒、雷射以及不鏽鋼手術刀的輔助或替代物。	每15秒停一次，運轉時間過長時可能過熱。堆積於刀片與刀鞘之間的血液及組織可能造成刀鞘末端溫度升高。?避免在堅硬面（如骨骼）使用過久，可能導致刀片過熱及損壞刀片。器械啟動後勿接觸任何金屬、塑膠類的器材，可能會造成刀片斷裂。	適用於控制出血並且將熱傷害減輕到最低的情況下，將軟組織切開，此器械可以當作電燒、雷射以及不鏽鋼手術刀的輔助或替代物。	鈎型剝離器相較於傳統之電燒、雷射以及不鏽鋼手術刀，控制出血效果較佳，並且可在熱傷害減輕到最低的情況下，將軟組織切開。	25000	SAY019730001	禁止使用於骨骼之切割。不適用於作為避孕用途的輸卵管結紮。
5042	電極貼片組 ENSITE PRECISION SURFACE ELECTRODE KIT AS:SJM EN0020-P	ENSITE PRECISION SURFACE ELECTRODE KIT AS:SJM EN0020-P	與恩賽心臟電生理記錄系統一同使用，可顯示電生理(EP)導管於心臟的位置	無	當本產品與恩賽心臟電生理記錄系統一同使用時，可顯 示心臟中傳統電生理(EP)導管的位置，並使用磁場感應 器偵測使導管於3D 定位更加精準。電極為以彩色編碼，且表面上有印製放置示意圖	無	31000	CXE06EPSEKST	表面電極請勿互相重疊或與其他使用目的的表面電極重疊。一體成型與ECG表面電極接觸不應造成干擾。請避免RF往返貼片與任何表面電極直接接觸。矩形的錢表面電極有切口以允許ECG表面電極進行定位。放置前表面電極前必須放置V2的ECG表面電極。

5043	圓形感應式定位導管 -10極 8FR,單向彎曲,角度D,直徑15MM,電極間距3MM AS:SJM D-AVSE-D10-F15	ADVISOR FL SENSOR ENABLED CIRCULAR MAPPING CATHETER AS:SJM D-AVSE-D10-F15	"本產品為具感應器,環形電極及可旋轉的電生理導管，在進行電生理診斷期間，用於記錄心內訊號、心臟刺激及心房區域定位，導管可與視覺化與描 繪導覽系統相容，進行即時定位及心臟描繪。"	無	"本產品為具感應器,環形電極及可旋轉的電生理導管，在進行電生理診斷期間，用於記錄心內訊號、心臟刺激及心房區域定位，導管可與視覺化與描 繪導覽系統相容，進行即時定位及心臟描繪。"	無	70000	CXZ029394001	不建議用於心室。不應透過逆行法使用。本導管禁忌用於:裝有人工瓣膜的病患、有左心房血栓或黏液瘤的病患，或以經中隔法裝有心房間隔片或補片的病患。
5044	圓形感應式定位導管 -10極 8FR,單向彎曲,角度D,直徑20MM,電極間距5MM AS:SJM D-AVSE-D10-F20	ADVISOR FL SENSOR ENABLED CIRCULAR MAPPING CATHETER AS:SJM D-AVSE-D10-F20	"本產品為具感應器,環形電極及可旋轉的電生理導管，在進行電生理診斷期間，用於記錄心內訊號、心臟刺激及心房區域定位，導管可與視覺化與描 繪導覽系統相容，進行即時定位及心臟描繪。"	無	"本產品為具感應器,環形電極及可旋轉的電生理導管，在進行電生理診斷期間，用於記錄心內訊號、心臟刺激及心房區域定位，導管可與視覺化與描 繪導覽系統相容，進行即時定位及心臟描繪。"	無	70000	CXZ029394001	不建議用於心室。不應透過逆行法使用。本導管禁忌用於:裝有人工瓣膜的病患、有左心房血栓或黏液瘤的病患，或以經中隔法裝有心房間隔片或補片的病患。
5045	圓形感應式定位導管 -10極,8FR 雙向彎曲,角度DF,直徑15MM,電極間距3MM AS:SJM D-AVSE-DF10-F15	ADVISOR FL SENSOR ENABLED CIRCULAR MAPPING CATHETER AS:SJM D-AVSE-DF10-F15	"本產品為具感應器,環形電極及可旋轉的電生理導管，在進行電生理診斷期間，用於記錄心內訊號、心臟刺激及心房區域定位，導管可與視覺化與描 繪導覽系統相容，進行即時定位及心臟描繪。"	無	"本產品為具感應器,環形電極及可旋轉的電生理導管，在進行電生理診斷期間，用於記錄心內訊號、心臟刺激及心房區域定位，導管可與視覺化與描 繪導覽系統相容，進行即時定位及心臟描繪。"	無	70000	CXZ029394001	不建議用於心室。不應透過逆行法使用。本導管禁忌用於:裝有人工瓣膜的病患、有左心房血栓或黏液瘤的病患，或以經中隔法裝有心房間隔片或補片的病患。
5046	圓形感應式定位導管 -10極,8FR 雙向彎曲,角度DF,直徑20MM,電極間距5MM AS:SJM D-AVSE-DF10-F20	ADVISOR FL SENSOR ENABLED CIRCULAR MAPPING CATHETER AS:SJM D-AVSE-DF10-F20	"本產品為具感應器,環形電極及可旋轉的電生理導管，在進行電生理診斷期間，用於記錄心內訊號、心臟刺激及心房區域定位，導管可與視覺化與描 繪導覽系統相容，進行即時定位及心臟描繪。"	無	"本產品為具感應器,環形電極及可旋轉的電生理導管，在進行電生理診斷期間，用於記錄心內訊號、心臟刺激及心房區域定位，導管可與視覺化與描 繪導覽系統相容，進行即時定位及心臟描繪。"	無	70000	CXZ029394001	不建議用於心室。不應透過逆行法使用。本導管禁忌用於:裝有人工瓣膜的病患、有左心房血栓或黏液瘤的病患，或以經中隔法裝有心房間隔片或補片的病患。
5047	縫合錨釘 Q FIX SOFT SUTURE ANCHOR 2.8MM AS:SMITH & NEPHEW 25-2800	Q FIX SOFT SUTURE ANCHOR 2.8MM AS:SMITH & NEPHEW 25-2800	健保無相似品項	無	1.2.8 mm All suture anchor帶兩條二號MagnumWire縫線，強度佳。2.減少異物感，球狀植入物設計平均pull out受力面積。3.依照病人Bone quality去擴大增強固定效果。4.全部可承受145N的pullout強度。	無	32000	FBZ028336001	1.不可重複使用。2.須依照標準醫療程序,有關地方與國家規定予以處理。
5048	縫合錨釘 HEALICOIL REGENESORB SUTURE ANCHORS 5.5MM AS:SMITH & NEPHEW 72203708	HEALICOIL REGENESORB SUTURE ANCHORS 5.5MM AS:SMITH & NEPHEW 72203708	健保無相似品項	無	1.全新螺紋設計，鎖入Bone裡更強的 Pullout力度達35lbf。2.錨釘唯一使用Ultratape縫線，提供更寬更多的接觸面積。3.加入硫酸鈣成份比起PLLA-HA讓病人術後骨質吸收更快更完整。	無	37500	FBZ029607001	1.不可重複使用。2.須依照標準醫療程序,有關地方與國家規定予以處理。
5049	關節內視鏡套管組 10K ARTHROSCOPY TUBING SET AS:LINVATEC 10K100	10K ARTHROSCOPY TUBING SET AS:LINVATEC 10K100	在關節內視鏡及腹腔內視鏡手術中，10K100灌洗系統提供液體擴張作用的控制及手術位置的灌洗。	異物過敏。可懷疑對材質過敏。	本產品作為膝關節與肩關節手術時，作為引水加壓進入關節腔之導管，提供液體擴張作用的控制及手術位置的灌洗。。	一般傳統的點滴管，壓力較不足。	2050	CDY011345001	請勿對本固定裝置再進行滅菌，否則可能導致裝置故障。
5050	可控式導引導管 8.5FR SMALL CURVE 71CM AGILIS NXT STEERABLE CATHETER INTRODUCER AS:SJM 408309	AGILIS NXT STEERABLE CATHETER INTRODUCER 8.5FR SMALL CURVE 71CM INTRODUCER AS:SJM 408309	導管導引器獨特雙向、半徑可調導管設計，可導領電極導管進入醫師所欲電燒之彎曲區或一般導管無法進入之處，其優點在於利用可控式握柄以滿足醫師多處定位需求，可一次完成所有定位，不僅有利於診斷，更可減少心導管電燒術一到二小時的施行時間，進而提高成功率。	無	適用於插入各種心血管電極導管，包括經房間隔將心血管電極導管插入左側心臟。	無	61000	CGZ029136001	禁忌症：原有房間隔膜補片、已患或疑患心房黏液瘤、最近兩周內出現心肌梗塞、不穩定型心絞痛、最近發生過腦血管意外(CVA)、不能接受抗凝療法的病人、感染處於活動期的病人、出現心房血栓。
5051	可控式導引導管 8.5FR MEDIUM CURVE 71CM AGILIS NXT STEERABLE CATHETER INTRODUCER AS:SJM 408310	AGILIS NXT STEERABLE CATHETER INTRODUCER 8.5FR MEDIUM CURVE 71CM INTRODUCER AS:SJM 408310	導管導引器獨特雙向、半徑可調導管設計，可導領電極導管進入醫師所欲電燒之彎曲區或一般導管無法進入之處，其優點在於利用可控式握柄以滿足醫師多處定位需求，可一次完成所有定位，不僅有利於診斷，更可減少心導管電燒術一到二小時的施行時間，進而提高成功率。	無	適用於插入各種心血管電極導管，包括經房間隔將心血管電極導管插入左側心臟。	無	61000	CGZ029136001	禁忌症：原有房間隔膜補片、已患或疑患心房黏液瘤、最近兩周內出現心肌梗塞、不穩定型心絞痛、最近發生過腦血管意外(CVA)、不能接受抗凝療法的病人、感染處於活動期的病人、出現心房血栓。
5052	思達飛外科用可吸收傷口吻合裝置 3-0 7X7CM DIAMOND 3/8CIRCLE 18MM AS:ETHICON SXPD2B422	STRATAFIX SPIRAL PDO KNOTLESS TISSUE CONTROL DEVICE 3-0 7X7CM DIAMOND 3/8CIRCLE 18MM AS:ETHICON SXPD2B422	本產品採用帶倒刺的縫合材料製成，有單頭針及雙頭針兩種設計，單頭針設計一端連有手術縫針，另一端則有一個環；雙頭針則兩端連有手術縫針，由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	無	本產品採用帶倒刺的縫合材料製成，一端連有手術縫針，另一段則有一個環，或兩端連有手術縫針，由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	1500	SAY026490001	無
5053	思達飛外科用可吸收傷口吻合裝置 2 14X14CM TAPER 1/2CIRCLE 36MM AS:ETHICON SXPD2B401	STRATAFIX SPIRAL PDO KNOTLESS TISSUE CONTROL DEVICE 2 14X14CM TAPER 1/2CIRCLE36MM AS:ETHICON SXPD2B401	本產品採用帶倒刺的縫合材料製成，有單頭針及雙頭針兩種設計，單頭針設計一端連有手術縫針，另一端則有一個環；雙頭針則兩端連有手術縫針，由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	無	本產品採用帶倒刺的縫合材料製成，一端連有手術縫針，另一段則有一個環，或兩端連有手術縫針，由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	1500	SAY026490001	無
5054	思達飛外科用可吸收傷口吻合裝置 4-0 7X7CM DIAMOND 3/8CIRCLE 18MM AS:ETHICON SXPD2B421	STRATAFIX SPIRAL PDO KNOTLESS TISSUE CONTROL DEVICE 4-0 7X7CM DIAMOND 3/8CIRCLE 18MM AS:ETHICON SXPD2B421	本產品採用帶倒刺的縫合材料製成，有單頭針及雙頭針兩種設計，單頭針設計一端連有手術縫針，另一端則有一個環；雙頭針則兩端連有手術縫針，由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	無	本產品採用帶倒刺的縫合材料製成，一端連有手術縫針，另一段則有一個環，或兩端連有手術縫針，由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	1500	SAY026490001	無
5055	思達飛外科用可吸收傷口吻合裝置 2-0 45CM REVERSE CUTTING 3/8CIRCLE 19MM AS:ETHICON SXPD1B100	STRATAFIX SPIRAL PDO KNOTLESS TISSUE CONTROL DEVICE 2-0 45CM REVERSE CUTTING 3/8CIRCLE 19MM AS:ETHICON SXPD1B100	本產品採用帶倒刺的縫合材料製成，有單頭針及雙頭針兩種設計，單頭針設計一端連有手術縫針，另一端則有一個環；雙頭針則兩端連有手術縫針，由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	無	本產品採用帶倒刺的縫合材料製成，一端連有手術縫針，另一段則有一個環，或兩端連有手術縫針，由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	1500	SAY026490002	無
5056	思達飛外科用可吸收傷口吻合裝置 0 20CM TAPER 1/2CIRCLE 36MM AS:ETHICON SXPD1B400	STRATAFIX SPIRAL PDO KNOTLESS TISSUE CONTROL DEVICE 0 20CM TAPER 1/2CIRCLE 36MM AS:ETHICON SXPD1B400	本產品採用帶倒刺的縫合材料製成，有單頭針及雙頭針兩種設計，單頭針設計一端連有手術縫針，另一端則有一個環；雙頭針則兩端連有手術縫針，由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	無	本產品採用帶倒刺的縫合材料製成，一端連有手術縫針，另一段則有一個環，或兩端連有手術縫針，由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	1500	SAY026490002	無
5057	賽恩司 脊椎動態穩定連接系統 雙頭連接桿 Φ5.5 L:87MM AS:SCIENT'X 12TG2S-55-87	ISOBAR DOUBLE SYSTEMS SEMI-RIGID ROD Φ5.5 L:87MM AS:SCIENT'X 12TG2S-55-87	本產品針對脊椎節段提供一個附加物以幫助骨穩定，適用於以下腰或?脊椎慢性不穩定（原發性或醫源性）的患者，幫助穩固脊椎節段以作為一種輔助融合的方法。	無	本產品針對脊椎節段提供一個附加物以幫助骨穩定，適用於以下腰或?脊椎慢性不穩定（原發性或醫源性）的患者，幫助穩固脊椎節段以作為一種輔助融合的方法。	無	74800	FBZ023620001	無
5058	普洛斯去礦化骨填充物 骨泥 PUROS DEMINERALIZED BONE MATRIX RPM PUTTY 1CC AS:ALLOSOURCE 84038001	PUROS DEMINERALIZED BONE MATRIX RPM PUTTY 1CC AS:ALLOSOURCE 84038001	亞羅士去礦化骨填充物本身具有增進骨生長之生長因子，其增進人體之骨缺損處之骨頭修復及生長，常用於脊椎融合手術之骨生長及骨折或創傷之骨缺損之填補。	亞羅士不具有絕對副作用，符合禁忌症之病患不得使用。病人使用紀錄必詳細填寫，以便追蹤使用	亞羅士本身具有增進骨生長之生長因子，實驗證實能增進骨頭生長，亞羅士使用新型載體(Poloxamer)，本載體具有持續定量釋放蛋白質及疏水性效果，因此能增進骨頭生長之效率及持續性。	亞羅士去礦化骨填充物本身具有增進骨生長之生長因子增進並加快人體之骨缺損處之骨頭修復及生長，有別於傳統健保之人工骨(無生長因子)	24500	FBZ028701001	具有禁忌症之病患不得使用。 亞羅士去礦化骨填充物具有蛋白質成分，本產品必須保持在常溫或是規範之溫度及濕度下保存，切勿曝露於陽光或不適宜環境下。
5059	普洛斯去礦化骨填充物 骨泥 PUROS DEMINERALIZED BONE MATRIX RPM PUTTY 2.5CC AS:ALLOSOURCE 84038002	PUROS DEMINERALIZED BONE MATRIX RPM PUTTY 2.5CC AS:ALLOSOURCE 84038002	亞羅士去礦化骨填充物本身具有增進骨生長之生長因子，其增進人體之骨缺損處之骨頭修復及生長，常用於脊椎融合手術之骨生長及骨折或創傷之骨缺損之填補。	亞羅士不具有絕對副作用，符合禁忌症之病患不得使用。病人使用紀錄必詳細填寫，以便追蹤使用	亞羅士本身具有增進骨生長之生長因子，實驗證實能增進骨頭生長，亞羅士使用新型載體(Poloxamer)，本載體具有持續定量釋放蛋白質及疏水性效果，因此能增進骨頭生長之效率及持續性。	亞羅士去礦化骨填充物本身具有增進骨生長之生長因子增進並加快人體之骨缺損處之骨頭修復及生長，有別於傳統健保之人工骨(無生長因子)	45500	FBZ028701002	具有禁忌症之病患不得使用。 亞羅士去礦化骨填充物具有蛋白質成分，本產品必須保持在常溫或是規範之溫度及濕度下保存，切勿曝露於陽光或不適宜環境下。
5060	普洛斯去礦化骨填充物 骨泥 PUROS DEMINERALIZED BONE MATRIX RPM PUTTY 5CC AS:ALLOSOURCE 84038005	PUROS DEMINERALIZED BONE MATRIX RPM PUTTY 5CC AS:ALLOSOURCE 84038005	亞羅士去礦化骨填充物本身具有增進骨生長之生長因子，其增進人體之骨缺損處之骨頭修復及生長，常用於脊椎融合手術之骨生長及骨折或創傷之骨缺損之填補。	亞羅士不具有絕對副作用，符合禁忌症之病患不得使用。病人使用紀錄必詳細填寫，以便追蹤使用	亞羅士本身具有增進骨生長之生長因子，實驗證實能增進骨頭生長，亞羅士使用新型載體(Poloxamer)，本載體具有持續定量釋放蛋白質及疏水性效果，因此能增進骨頭生長之效率及持續性。	亞羅士去礦化骨填充物本身具有增進骨生長之生長因子增進並加快人體之骨缺損處之骨頭修復及生長，有別於傳統健保之人工骨(無生長因子)	69000	FBZ028701003	具有禁忌症之病患不得使用。 亞羅士去礦化骨填充物具有蛋白質成分，本產品必須保持在常溫或是規範之溫度及濕度下保存，切勿曝露於陽光或不適宜環境下。
5061	普洛斯去礦化骨填充物 骨泥加骨片 PUROS DBM RPM PUTTY WITH CHIPS 5CC AS:ALLOSOURCE 84338005	PUROS DEMINERALIZED BONE MATRIX RPM PUTTY WITH CHIPS 5CC AS:ALLOSOURCE 84338005	亞羅士去礦化骨填充物本身具有增進骨生長之生長因子，其增進人體之骨缺損處之骨頭修復及生長，常用於脊椎融合手術之骨生長及骨折或創傷之骨缺損之填補。	亞羅士不具有絕對副作用，符合禁忌症之病患不得使用。病人使用紀錄必詳細填寫，以便追蹤使用	亞羅士本身具有增進骨生長之生長因子，實驗證實能增進骨頭生長，亞羅士使用新型載體(Poloxamer)，本載體具有持續定量釋放蛋白質及疏水性效果，因此能增進骨頭生長之效率及持續性。	亞羅士去礦化骨填充物本身具有增進骨生長之生長因子增進並加快人體之骨缺損處之骨頭修復及生長，有別於傳統健保之人工骨(無生長因子)	80900	FBZ028701008	具有禁忌症之病患不得使用。 亞羅士去礦化骨填充物具有蛋白質成分，本產品必須保持在常溫或是規範之溫度及濕度下保存，切勿曝露於陽光或不適宜環境下。

5062	普洛斯去礦化骨填充物 骨膏加鬆質骨 PUROS DBM RPM PASTE CANCELLOUS 1CC AS:ALLOSOURCE 84238001	PUROS DEMINERALIZED BONE MATRIX RPM PASTE CANCELLOUS 1CC AS:ALLOSOURCE 84238001	亞羅士去礦化骨填充物本身具有增進骨生長之生長因子，其增進人體之骨缺損處之骨頭修復及生長，常用於脊椎融合手術之骨生長及骨折或創傷之骨缺損之填補。	亞羅士不具有絕對副作用，符合禁忌症之病患不得使用。病人使用紀錄必詳細填寫，以便追蹤使用	亞羅士本身具有增進骨生長之生長因子，實驗證實能增進骨頭生長，亞羅士使用新型載體(Poloxamer)，本載體具有持續定量釋放蛋白質及疏水性效果，因此能增進骨頭生長之效率及持續性。	亞羅士去礦化骨填充物本身具有增進骨生長之生長因子增進並加快人體之骨缺損處之骨頭修復及生長，有別於傳統健保之人工骨(無生長因子)	37000	FBZ028701010	具有禁忌症之病患不得使用。 亞羅士去礦化骨填充物具有蛋白質成分，本產品必須保持在常溫或是規範之溫度及濕度下保存，切勿曝曬於陽光或不適宜環境下。
5063	普洛斯去礦化骨填充物 骨膏加鬆質骨 PUROS DBM RPM PASTE CANCELLOUS 3CC AS:ALLOSOURCE 84238003	PUROS DEMINERALIZED BONE MATRIX RPM PASTE CANCELLOUS 3CC AS:ALLOSOURCE 84238003	亞羅士去礦化骨填充物本身具有增進骨生長之生長因子，其增進人體之骨缺損處之骨頭修復及生長，常用於脊椎融合手術之骨生長及骨折或創傷之骨缺損之填補。	亞羅士不具有絕對副作用，符合禁忌症之病患不得使用。病人使用紀錄必詳細填寫，以便追蹤使用	亞羅士本身具有增進骨生長之生長因子，實驗證實能增進骨頭生長，亞羅士使用新型載體(Poloxamer)，本載體具有持續定量釋放蛋白質及疏水性效果，因此能增進骨頭生長之效率及持續性。	亞羅士去礦化骨填充物本身具有增進骨生長之生長因子增進並加快人體之骨缺損處之骨頭修復及生長，有別於傳統健保之人工骨(無生長因子)	60000	FBZ028701011	具有禁忌症之病患不得使用。 亞羅士去礦化骨填充物具有蛋白質成分，本產品必須保持在常溫或是規範之溫度及濕度下保存，切勿曝曬於陽光或不適宜環境下。
5064	異物取出網 2.5MM*230MM 型號:711050	ENDOSCOPY COMPANY 2.5MM*230MM	內視鏡取物，包括嚴重的息肉，組織取樣。	目前臨床上無明顯副作用的報告。	1.內視鏡取物，包括嚴重的息肉，組織取樣。2.無傷性網狀結構，可降低發生潛在性絞碎或壓碎組織的可能性。3.本產品是拋棄式單一使用的產品，能減少病患交叉感染的風險使用。	非電力取出圈刃目前無健保給付，皆為自費品項。	4200	CDZ003254001	1.無菌包裝，若包裝有開啟或損壞請勿使用，2.需於效期之內、3.單次使用、4.應由受過訓練的醫師操作。
5065	柯法經導管主動脈瓣膜AS:METRONIC EVOLUTR-34	COREVALVE EVOLUT R TRANSCATHETER AORTICVALVEAS:METRONIC EVOLUTR-34	此生物性瓣膜乃設計用於在無需進行開心手術且無需手術取出功能不全的瓣膜下，取代原生或外科生物性主動脈心臟瓣膜。針對嚴重主動脈瓣膜狹窄、但開刀風險高之病患進行治療。	潛在不良反應為:死亡、中風、心血管傷害、溶血、瓣膜血栓、感染、永久性殘障、冠狀動脈閉塞及瓣膜心內膜炎等。	此生物性瓣膜乃設計用於在無需進行開心手術且無需手術取出功能不全的瓣膜下，取代原生或外科生物性主動脈心臟瓣膜。針對嚴重主動脈瓣膜狹窄、但開刀風險高之病患進行治療。	無健保給付品項	1120000	FHZ029410001	無
5066	安博新微粒球 EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 40UM 2ML AS：CELONOVA 10420-S1	EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 40UM 2ML AS：CELONOVA 10420-S1	減少在中樞神經系統以外的術前出血.	無	(1)球狀栓塞物質.(2)體積微小、精確.(3)生物相容性高.(4)微球30%彈性.	健保無給付栓塞材料	11000	CMW01EZ020SB	無
5067	安博新微粒球 EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 75UM 2ML AS：CELONOVA 10720-S1	EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 75UM 2ML AS：CELONOVA 10720-S1	減少在中樞神經系統以外的術前出血.	無	(1)球狀栓塞物質.(2)體積微小、精確.(3)生物相容性高.(4)微球30%彈性.	健保無給付栓塞材料	11000	CMW01EZ020SB	無
5068	安博新微粒球 EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 400UM 1ML AS：CELONOVA 14010-S1	EMBOZENE COLOR-ADVANCED MICROSPHERES 400UM 1ML AS：CELONOVA 14010-S1	減少在中樞神經系統以外的術前出血.	無	(1)球狀栓塞物質.(2)體積微小、精確.(3)生物相容性高.(4)微球30%彈性.	健保無給付栓塞材料	7500	CMW01EZ010SB	無
5069	GEM瓣微血管吻合連接器 MICROVASCULAR ANASTOMOTIC 2.0MM COUPLER DEVICE 1.8-2.4MM AS:SYNOVIS GEM2752	MICROVASCULAR ANASTOMOTIC 2.0MM COUPLER DEVICE 1.8-2.4MM AS:SYNOVIS GEM2752	執行微血管吻合術	與任何植入性產品合併使用，通常具有潛在風險，例如：感染、穿孔、或者血管破洞、侵蝕、植人物排斥、或者本產品脫落或移動。	本產品用於血管吻合，其套環由高密度聚乙烯和外科級不銹鋼針組成。裝配防護蓋和鉗夾不僅能保護套環，且易於將套環裝載在吻合器械上。	裝配防護蓋和鉗夾不僅能保護套環，且易於將套環裝載在吻合器械上。	11800	SAC0127524S7	無
5070	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊後十字韌帶保 留型XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #1 9MM AS:UNITED 2303-1611	XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #1 9MM AS:UNITED 2303-1611	1.風濕型關節炎。2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者。3.截骨術失敗、半關節成型術。	1.植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變。2.脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)。3.感染、傷口敗血症。4.引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等。5.皮膚結痂或傷口延遲癒合。	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長4倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，除降低再次置換的醫療成本外，整體經濟效益可大幅提升。	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之虞慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度。	42000	FBZ001396001	無
5071	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊後十字韌帶保 留型XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #1 11MM AS:UNITED 2303-1612	XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #1 11MM AS:UNITED 2303-1612	1.風濕型關節炎。2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者。3.截骨術失敗、半關節成型術。	1.植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變。2.脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)。3.感染、傷口敗血症。4.引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等。5.皮膚結痂或傷口延遲癒合。	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長4倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，除降低再次置換的醫療成本外，整體經濟效益可大幅提升。	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之虞慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度。	42000	FBZ001396001	無
5072	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊後十字韌帶保 留型XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #1 13MM AS:UNITED 2303-1613	XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #1 13MM AS:UNITED 2303-1613	1.風濕型關節炎。2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者。3.截骨術失敗、半關節成型術。	1.植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變。2.脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)。3.感染、傷口敗血症。4.引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等。5.皮膚結痂或傷口延遲癒合。	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長4倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，除降低再次置換的醫療成本外，整體經濟效益可大幅提升。	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之虞慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度。	42000	FBZ001396001	無
5073	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊後十字韌帶保 留型XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #1 15MM AS:UNITED 2303-1614	XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #1 15MM AS:UNITED 2303-1614	1.風濕型關節炎。2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者。3.截骨術失敗、半關節成型術。	1.植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變。2.脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)。3.感染、傷口敗血症。4.引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等。5.皮膚結痂或傷口延遲癒合。	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長4倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，除降低再次置換的醫療成本外，整體經濟效益可大幅提升。	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之虞慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度。	42000	FBZ001396001	無
5074	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊後十字韌帶保 留型XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #1 18MM AS:UNITED 2303-1615	XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #1 18MM AS:UNITED 2303-1615	1.風濕型關節炎。2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者。3.截骨術失敗、半關節成型術。	1.植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變。2.脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)。3.感染、傷口敗血症。4.引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等。5.皮膚結痂或傷口延遲癒合。	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長4倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，除降低再次置換的醫療成本外，整體經濟效益可大幅提升。	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之虞慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度。	42000	FBZ001396001	無
5075	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊後十字韌帶保 留型XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #2 9MM AS:UNITED 2303-1621	XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #2 9MM AS:UNITED 2303-1621	1.風濕型關節炎。2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者。3.截骨術失敗、半關節成型術。	1.植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變。2.脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)。3.感染、傷口敗血症。4.引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等。5.皮膚結痂或傷口延遲癒合。	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長4倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，除降低再次置換的醫療成本外，整體經濟效益可大幅提升。	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之虞慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度。	42000	FBZ001396001	無
5076	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊後十字韌帶保 留型XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #2 11MM AS:UNITED 2303-1622	XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #2 11MM AS:UNITED 2303-1622	1.風濕型關節炎。2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者。3.截骨術失敗、半關節成型術。	1.植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變。2.脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)。3.感染、傷口敗血症。4.引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等。5.皮膚結痂或傷口延遲癒合。	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長4倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，除降低再次置換的醫療成本外，整體經濟效益可大幅提升。	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之虞慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度。	42000	FBZ001396001	無
5077	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊後十字韌帶保 留型XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #2 13MM AS:UNITED 2303-1623	XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #2 13MM AS:UNITED 2303-1623	1.風濕型關節炎。2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者。3.截骨術失敗、半關節成型術。	1.植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變。2.脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)。3.感染、傷口敗血症。4.引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等。5.皮膚結痂或傷口延遲癒合。	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長4倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，除降低再次置換的醫療成本外，整體經濟效益可大幅提升。	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之虞慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度。	42000	FBZ001396001	無
5078	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊後十字韌帶保 留型XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #2 15MM AS:UNITED 2303-1624	XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #2 15MM AS:UNITED 2303-1624	1.風濕型關節炎。2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者。3.截骨術失敗、半關節成型術。	1.植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變。2.脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)。3.感染、傷口敗血症。4.引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等。5.皮膚結痂或傷口延遲癒合。	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長4倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，除降低再次置換的醫療成本外，整體經濟效益可大幅提升。	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之虞慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度。	42000	FBZ001396001	無
5079	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊後十字韌帶保 留型XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #2 18MM AS:UNITED 2303-1625	XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #2 18MM AS:UNITED 2303-1625	1.風濕型關節炎。2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者。3.截骨術失敗、半關節成型術。	1.植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變。2.脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)。3.感染、傷口敗血症。4.引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等。5.皮膚結痂或傷口延遲癒合。	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒，使用年限可延長4倍以上，可降低因磨耗導致的再置換率，除降低再次置換的醫療成本外，整體經濟效益可大幅提升。	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片，仍有磨損之機會，尤其是年輕及活動量大的族群，新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損，除降低病人對襯墊磨損之虞慮，提高病人運動之意願，達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度。	42000	FBZ001396001	無

5080	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊後十字韌帶保 留型XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #3 9MM AS:UNITED 2303-1631	XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #3 9MM AS:UNITED 2303-1631	1.風濕型關節炎・2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者・3.截骨術失敗、半關節成型術・	1.植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變・2.脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)・3.感染、傷口敗血症・4.引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等・5.皮膚結痂或傷口延遲癒合・	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒・使用年限可延長4倍以上・可降低因磨耗導致的再置換率・除降低再次置換的醫療成本外・整體經濟效益可大幅提升・	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片・仍有磨損之機會・尤其是年輕及活動量大的族群・新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片・可以減少76%的磨損・除降低病人對襯墊磨損之慮慮・提高病人運動之意願・達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度・	42000	FBZ001396001	無
5081	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊後十字韌帶保 留型XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #3 11MM AS:UNITED 2303-1632	XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #3 11MM AS:UNITED 2303-1632	1.風濕型關節炎・2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者・3.截骨術失敗、半關節成型術・	1.植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變・2.脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)・3.感染、傷口敗血症・4.引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等・5.皮膚結痂或傷口延遲癒合・	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒・使用年限可延長4倍以上・可降低因磨耗導致的再置換率・除降低再次置換的醫療成本外・整體經濟效益可大幅提升・	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片・仍有磨損之機會・尤其是年輕及活動量大的族群・新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片・可以減少76%的磨損・除降低病人對襯墊磨損之慮慮・提高病人運動之意願・達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度・	42000	FBZ001396001	無
5082	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊後十字韌帶保 留型XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #3 13MM AS:UNITED 2303-1633	XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #3 13MM AS:UNITED 2303-1633	1.風濕型關節炎・2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者・3.截骨術失敗、半關節成型術・	1.植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變・2.脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)・3.感染、傷口敗血症・4.引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等・5.皮膚結痂或傷口延遲癒合・	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒・使用年限可延長4倍以上・可降低因磨耗導致的再置換率・除降低再次置換的醫療成本外・整體經濟效益可大幅提升・	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片・仍有磨損之機會・尤其是年輕及活動量大的族群・新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片・可以減少76%的磨損・除降低病人對襯墊磨損之慮慮・提高病人運動之意願・達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度・	42000	FBZ001396001	無
5083	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊後十字韌帶保 留型XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #3 15MM AS:UNITED 2303-1634	XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #3 15MM AS:UNITED 2303-1634	1.風濕型關節炎・2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者・3.截骨術失敗、半關節成型術・	1.植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變・2.脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)・3.感染、傷口敗血症・4.引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等・5.皮膚結痂或傷口延遲癒合・	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒・使用年限可延長4倍以上・可降低因磨耗導致的再置換率・除降低再次置換的醫療成本外・整體經濟效益可大幅提升・	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片・仍有磨損之機會・尤其是年輕及活動量大的族群・新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片・可以減少76%的磨損・除降低病人對襯墊磨損之慮慮・提高病人運動之意願・達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度・	42000	FBZ001396001	無
5084	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊後十字韌帶保 留型XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #3 18MM AS:UNITED 2303-1635	XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #3 18MM AS:UNITED 2303-1635	1.風濕型關節炎・2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者・3.截骨術失敗、半關節成型術・	1.植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變・2.脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)・3.感染、傷口敗血症・4.引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等・5.皮膚結痂或傷口延遲癒合・	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒・使用年限可延長4倍以上・可降低因磨耗導致的再置換率・除降低再次置換的醫療成本外・整體經濟效益可大幅提升・	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片・仍有磨損之機會・尤其是年輕及活動量大的族群・新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片・可以減少76%的磨損・除降低病人對襯墊磨損之慮慮・提高病人運動之意願・達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度・	42000	FBZ001396001	無
5085	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊後十字韌帶保 留型XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #4 9MM AS:UNITED 2303-1641	XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #4 9MM AS:UNITED 2303-1641	1.風濕型關節炎・2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者・3.截骨術失敗、半關節成型術・	1.植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變・2.脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)・3.感染、傷口敗血症・4.引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等・5.皮膚結痂或傷口延遲癒合・	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒・使用年限可延長4倍以上・可降低因磨耗導致的再置換率・除降低再次置換的醫療成本外・整體經濟效益可大幅提升・	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片・仍有磨損之機會・尤其是年輕及活動量大的族群・新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片・可以減少76%的磨損・除降低病人對襯墊磨損之慮慮・提高病人運動之意願・達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度・	42000	FBZ001396001	無
5086	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊後十字韌帶保 留型XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #4 11MM AS:UNITED 2303-1642	XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #4 11MM AS:UNITED 2303-1642	1.風濕型關節炎・2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者・3.截骨術失敗、半關節成型術・	1.植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變・2.脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)・3.感染、傷口敗血症・4.引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等・5.皮膚結痂或傷口延遲癒合・	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒・使用年限可延長4倍以上・可降低因磨耗導致的再置換率・除降低再次置換的醫療成本外・整體經濟效益可大幅提升・	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片・仍有磨損之機會・尤其是年輕及活動量大的族群・新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片・可以減少76%的磨損・除降低病人對襯墊磨損之慮慮・提高病人運動之意願・達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度・	42000	FBZ001396001	無
5087	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊後十字韌帶保 留型XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #4 13MM AS:UNITED 2303-1643	XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #4 13MM AS:UNITED 2303-1643	1.風濕型關節炎・2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者・3.截骨術失敗、半關節成型術・	1.植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變・2.脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)・3.感染、傷口敗血症・4.引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等・5.皮膚結痂或傷口延遲癒合・	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒・使用年限可延長4倍以上・可降低因磨耗導致的再置換率・除降低再次置換的醫療成本外・整體經濟效益可大幅提升・	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片・仍有磨損之機會・尤其是年輕及活動量大的族群・新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片・可以減少76%的磨損・除降低病人對襯墊磨損之慮慮・提高病人運動之意願・達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度・	42000	FBZ001396001	無
5088	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊後十字韌帶保 留型XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #4 15MM AS:UNITED 2303-1644	XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #4 15MM AS:UNITED 2303-1644	1.風濕型關節炎・2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者・3.截骨術失敗、半關節成型術・	1.植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變・2.脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)・3.感染、傷口敗血症・4.引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等・5.皮膚結痂或傷口延遲癒合・	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒・使用年限可延長4倍以上・可降低因磨耗導致的再置換率・除降低再次置換的醫療成本外・整體經濟效益可大幅提升・	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片・仍有磨損之機會・尤其是年輕及活動量大的族群・新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片・可以減少76%的磨損・除降低病人對襯墊磨損之慮慮・提高病人運動之意願・達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度・	42000	FBZ001396001	無
5089	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊後十字韌帶保 留型XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #4 18MM AS:UNITED 2303-1645	XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #4 18MM AS:UNITED 2303-1645	1.風濕型關節炎・2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者・3.截骨術失敗、半關節成型術・	1.植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變・2.脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)・3.感染、傷口敗血症・4.引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等・5.皮膚結痂或傷口延遲癒合・	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒・使用年限可延長4倍以上・可降低因磨耗導致的再置換率・除降低再次置換的醫療成本外・整體經濟效益可大幅提升・	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片・仍有磨損之機會・尤其是年輕及活動量大的族群・新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片・可以減少76%的磨損・除降低病人對襯墊磨損之慮慮・提高病人運動之意願・達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度・	42000	FBZ001396001	無
5090	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊後十字韌帶保 留型XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #5 9MM AS:UNITED 2303-1651	XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #5 9MM AS:UNITED 2303-1651	1.風濕型關節炎・2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者・3.截骨術失敗、半關節成型術・	1.植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變・2.脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)・3.感染、傷口敗血症・4.引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等・5.皮膚結痂或傷口延遲癒合・	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒・使用年限可延長4倍以上・可降低因磨耗導致的再置換率・除降低再次置換的醫療成本外・整體經濟效益可大幅提升・	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片・仍有磨損之機會・尤其是年輕及活動量大的族群・新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片・可以減少76%的磨損・除降低病人對襯墊磨損之慮慮・提高病人運動之意願・達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度・	42000	FBZ001396001	無
5091	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊後十字韌帶保 留型XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #5 11MM AS:UNITED 2303-1652	XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #5 11MM AS:UNITED 2303-1652	1.風濕型關節炎・2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者・3.截骨術失敗、半關節成型術・	1.植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變・2.脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)・3.感染、傷口敗血症・4.引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等・5.皮膚結痂或傷口延遲癒合・	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒・使用年限可延長4倍以上・可降低因磨耗導致的再置換率・除降低再次置換的醫療成本外・整體經濟效益可大幅提升・	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片・仍有磨損之機會・尤其是年輕及活動量大的族群・新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片・可以減少76%的磨損・除降低病人對襯墊磨損之慮慮・提高病人運動之意願・達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度・	42000	FBZ001396001	無
5092	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊後十字韌帶保 留型XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #5 13MM AS:UNITED 2303-1653	XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #5 13MM AS:UNITED 2303-1653	1.風濕型關節炎・2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者・3.截骨術失敗、半關節成型術・	1.植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變・2.脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)・3.感染、傷口敗血症・4.引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等・5.皮膚結痂或傷口延遲癒合・	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒・使用年限可延長4倍以上・可降低因磨耗導致的再置換率・除降低再次置換的醫療成本外・整體經濟效益可大幅提升・	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片・仍有磨損之機會・尤其是年輕及活動量大的族群・新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片・可以減少76%的磨損・除降低病人對襯墊磨損之慮慮・提高病人運動之意願・達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度・	42000	FBZ001396001	無
5093	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊後十字韌帶保 留型XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #5 15MM AS:UNITED 2303-1654	XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #5 15MM AS:UNITED 2303-1654	1.風濕型關節炎・2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者・3.截骨術失敗、半關節成型術・	1.植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變・2.脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)・3.感染、傷口敗血症・4.引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等・5.皮膚結痂或傷口延遲癒合・	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒・使用年限可延長4倍以上・可降低因磨耗導致的再置換率・除降低再次置換的醫療成本外・整體經濟效益可大幅提升・	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片・仍有磨損之機會・尤其是年輕及活動量大的族群・新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片・可以減少76%的磨損・除降低病人對襯墊磨損之慮慮・提高病人運動之意願・達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度・	42000	FBZ001396001	無
5094	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊後十字韌帶保 留型XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #5 18MM AS:UNITED 2303-1655	XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #5 18MM AS:UNITED 2303-1655	1.風濕型關節炎・2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者・3.截骨術失敗、半關節成型術・	1.植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變・2.脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)・3.感染、傷口敗血症・4.引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等・5.皮膚結痂或傷口延遲癒合・	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒・使用年限可延長4倍以上・可降低因磨耗導致的再置換率・除降低再次置換的醫療成本外・整體經濟效益可大幅提升・	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片・仍有磨損之機會・尤其是年輕及活動量大的族群・新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片・可以減少76%的磨損・除降低病人對襯墊磨損之慮慮・提高病人運動之意願・達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度・	42000	FBZ001396001	無
5095	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊後十字韌帶保 留型XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #6 9MM AS:UNITED 2303-1661	XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #6 9MM AS:UNITED 2303-1661	1.風濕型關節炎・2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者・3.截骨術失敗、半關節成型術・	1.植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變・2.脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)・3.感染、傷口敗血症・4.引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等・5.皮膚結痂或傷口延遲癒合・	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒・使用年限可延長4倍以上・可降低因磨耗導致的再置換率・除降低再次置換的醫療成本外・整體經濟效益可大幅提升・	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片・仍有磨損之機會・尤其是年輕及活動量大的族群・新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片・可以減少76%的磨損・除降低病人對襯墊磨損之慮慮・提高病人運動之意願・達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度・	42000	FBZ001396001	無

5096	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊後十字韌帶保 留型XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #6 11MM AS:UNITED 2303-1662	XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #6 11MM AS:UNITED 2303-1662	1.風濕型關節炎・2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者・3.截骨術失敗、半關節成型術・	1.植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變・2.脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)・3.感染、傷口敗血症・4.引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等・5.皮膚結痂或傷口延遲癒合・	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒．使用年限可延長4倍以上．可降低因磨耗導致的再置換率．除降低再次置換的醫療成本外．整體經濟效益可大幅提升・	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片．仍有磨損之機會．尤其是年輕及活動量大的族群．新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損．除降低病人對襯墊磨損之虞慮．提高病人運動之意願．達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度・	42000	FBZ001396001	無
5097	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊後十字韌帶保 留型XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #6 13MM AS:UNITED 2303-1663	XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #6 13MM AS:UNITED 2303-1663	1.風濕型關節炎・2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者・3.截骨術失敗、半關節成型術・	1.植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變・2.脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)・3.感染、傷口敗血症・4.引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等・5.皮膚結痂或傷口延遲癒合・	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒．使用年限可延長4倍以上．可降低因磨耗導致的再置換率．除降低再次置換的醫療成本外．整體經濟效益可大幅提升・	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片．仍有磨損之機會．尤其是年輕及活動量大的族群．新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損．除降低病人對襯墊磨損之虞慮．提高病人運動之意願．達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度・	42000	FBZ001396001	無
5098	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊後十字韌帶保 留型XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #6 15MM AS:UNITED 2303-1664	XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #6 15MM AS:UNITED 2303-1664	1.風濕型關節炎・2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者・3.截骨術失敗、半關節成型術・	1.植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變・2.脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)・3.感染、傷口敗血症・4.引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等・5.皮膚結痂或傷口延遲癒合・	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒．使用年限可延長4倍以上．可降低因磨耗導致的再置換率．除降低再次置換的醫療成本外．整體經濟效益可大幅提升・	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片．仍有磨損之機會．尤其是年輕及活動量大的族群．新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損．除降低病人對襯墊磨損之虞慮．提高病人運動之意願．達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度・	42000	FBZ001396001	無
5099	高耐磨聚乙烯經骨關節面襯墊後十字韌帶保 留型XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #6 18MM AS:UNITED 2303-1665	XPE TIBIAL INSERT CRUCIATE RETAINING #6 18MM AS:UNITED 2303-1665	1.風濕型關節炎・2.外傷後的關節炎或退化型關節炎患者・3.截骨術失敗、半關節成型術・	1.植入不當、植入物或體內骨、韌帶鬆弛引起脫位、轉動、腿原長度改變・2.脛/股/髕骨折(與先天性畸形或骨質疏鬆症有關)・3.感染、傷口敗血症・4.引起神經性或心臟血管疾病、組織過敏反應等・5.皮膚結痂或傷口延遲癒合・	高交聯超高分子量聚乙烯墊片較傳統墊片減少了76%的磨損可減少磨耗率及磨耗顆粒．使用年限可延長4倍以上．可降低因磨耗導致的再置換率．除降低再次置換的醫療成本外．整體經濟效益可大幅提升・	傳統治療方式之超高分子聚乙烯墊片．仍有磨損之機會．尤其是年輕及活動量大的族群．新增之高交聯超高分子量聚乙烯墊片，可以減少76%的磨損．除降低病人對襯墊磨損之虞慮．提高病人運動之意願．達到提高病人代謝及增加病人之術後滿意度・	42000	FBZ001396001	無
5100	雙側無框式立體定位導航專用頭架組 BILATERAL NEXFRAME SET FOR NAVIGATION AS:MEDTRONIC DB-2040	BILATERAL NEXFRAME SET FOR NAVIGATION AS:MEDTRONIC DB-2040	奈克斯弗立體定位系統套組可於美敦力StealthStation導航系統下進行無框架立體定位手術．包含:深腦部刺激手術(DBS)・使用無框架立體定位手術能減輕患者使用傳統頭架之不舒適感．於術前、術中可即時利用導航系統更準確規劃腦內路徑．	架設定位環時必須確認頭釘的穩定性．避免造成手術路徑偏差・	此套組包含下列組件:定位環、插座、參考座標托架、中心定位轉接器、中心多腔轉接器・醫師利用此套組作為固定深腦部刺激手術中之驅動系統及確認腦內路徑之裝置．參考座標托架可協助醫師利用導航系統確認腦內手術路徑．多腔轉接器可讀電極準確到達治療腦核・	無健保給付品項	103000	FNY029869001	術中須注意各組件之穩定性．不免造成手術路徑偏差．影響術後之電刺激調控療效・
5101	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 6.0MM X 200MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 224960200	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 6.0MM X 200MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 224960200	適用於擴張髂動脈、股動脈、膕股動脈、腦動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶・	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、膕股動脈、腦動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶・	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼・	44000	CBZ029432002	1. 導管採無菌供應．以EO滅菌・只供單次使用．不可重覆・2. 儲存於低溫、乾燥處・3. 產品必須為密封及無受損時才有效．包裝不完整或過使用效期皆不可使用・4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵・若有任何受損不可使用・5.需有專科執照醫師使用・
5102	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 6.0MM X 100MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 223760100	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 6.0MM X 100MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 223760100	適用於擴張髂動脈、股動脈、膕股動脈、腦動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶・	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、膕股動脈、腦動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶・	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼・	44000	CBZ029432002	1. 導管採無菌供應．以EO滅菌・只供單次使用．不可重覆・2. 儲存於低溫、乾燥處・3. 產品必須為密封及無受損時才有效．包裝不完整或過使用效期皆不可使用・4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵・若有任何受損不可使用・6.需有專科執照醫師使用・
5103	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 6.0MM X 100MM X 90CM AS:SPECTRANETICS 229060100	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 6.0MM X 100MM X 90CM AS:SPECTRANETICS 229060100	適用於擴張髂動脈、股動脈、膕股動脈、腦動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶・	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、膕股動脈、腦動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶・	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼・	44000	CBZ029432002	1. 導管採無菌供應．以EO滅菌・只供單次使用．不可重覆・2. 儲存於低溫、乾燥處・3. 產品必須為密封及無受損時才有效．包裝不完整或過使用效期皆不可使用・4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵・若有任何受損不可使用・7.需有專科執照醫師使用・
5104	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 6.0MM X 40MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 20766040	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 6.0MM X 40MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 20766040	適用於擴張髂動脈、股動脈、膕股動脈、腦動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶・	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、膕股動脈、腦動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶・	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼・	33800	CBZ029432001	1. 導管採無菌供應．以EO滅菌・只供單次使用．不可重覆・2. 儲存於低溫、乾燥處・3. 產品必須為密封及無受損時才有效．包裝不完整或過使用效期皆不可使用・4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵・若有任何受損不可使用・8.需有專科執照醫師使用・
5105	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 6.0MM X 40MM X 90CM AS:SPECTRANETICS 20926040	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 6.0MM X 40MM X 90CM AS:SPECTRANETICS 20926040	適用於擴張髂動脈、股動脈、膕股動脈、腦動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶・	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、膕股動脈、腦動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶・	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼・	33800	CBZ029432001	1. 導管採無菌供應．以EO滅菌・只供單次使用．不可重覆・2. 儲存於低溫、乾燥處・3. 產品必須為密封及無受損時才有效．包裝不完整或過使用效期皆不可使用・4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵・若有任何受損不可使用・9.需有專科執照醫師使用・
5106	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 6.0MM X 40MM X 50CM AS:SPECTRANETICS 21056040	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 6.0MM X 40MM X 50CM AS:SPECTRANETICS 21056040	適用於擴張髂動脈、股動脈、膕股動脈、腦動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶・	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、膕股動脈、腦動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶・	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼・	33800	CBZ029432001	1. 導管採無菌供應．以EO滅菌・只供單次使用．不可重覆・2. 儲存於低溫、乾燥處・3. 產品必須為密封及無受損時才有效．包裝不完整或過使用效期皆不可使用・4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵・若有任何受損不可使用・10.需有專科執照醫師使用・
5107	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 6.0MM X 20MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 20766020	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 6.0MM X 20MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 20766020	適用於擴張髂動脈、股動脈、膕股動脈、腦動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶・	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、膕股動脈、腦動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶・	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼・	33800	CBZ029432001	1. 導管採無菌供應．以EO滅菌・只供單次使用．不可重覆・2. 儲存於低溫、乾燥處・3. 產品必須為密封及無受損時才有效．包裝不完整或過使用效期皆不可使用・4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵・若有任何受損不可使用・11.需有專科執照醫師使用・
5108	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 6.0MM X 20MM X 90CM AS:SPECTRANETICS 20926020	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 6.0MM X 20MM X 90CM AS:SPECTRANETICS 20926020	適用於擴張髂動脈、股動脈、膕股動脈、腦動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶・	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、膕股動脈、腦動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶・	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼・	33800	CBZ029432001	1. 導管採無菌供應．以EO滅菌・只供單次使用．不可重覆・2. 儲存於低溫、乾燥處・3. 產品必須為密封及無受損時才有效．包裝不完整或過使用效期皆不可使用・4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵・若有任何受損不可使用・12.需有專科執照醫師使用・

5109	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 6.0MM X 20MM X 50CM AS:SPECTRANETICS 21056020	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 6.0MM X 20MM X 50CM AS:SPECTRANETICS 21056020	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廻管的阻塞病灶。	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廻管的阻塞病灶。	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼。	33800	CBZ029432001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。13.需有專科執照醫師使用。
5110	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 2.0MM X 10MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 20392010	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 2.0MM X 10MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 20392010	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廻管的阻塞病灶。	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廻管的阻塞病灶。	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼。	33800	CBZ029432001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。14.需有專科執照醫師使用。
5111	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 2.0MM X 20MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 20392020	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 2.0MM X 20MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 20392020	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廻管的阻塞病灶。	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廻管的阻塞病灶。	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼。	33800	CBZ029432001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。15.需有專科執照醫師使用。
5112	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 2.0MM X 40MM X 155CM AS:SPECTRANETICS 21552040	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 2.0MM X 40MM X 155CM AS:SPECTRANETICS 21552040	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廻管的阻塞病灶。	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廻管的阻塞病灶。	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼。	33800	CBZ029432001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。16.需有專科執照醫師使用。
5113	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 2.0MM X 100MM X 155CM AS:SPECTRANETICS 221620100	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 2.0MM X 100MM X 155CM AS:SPECTRANETICS 221620100	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廻管的阻塞病灶。	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廻管的阻塞病灶。	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼。	44000	CBZ029432002	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。17.需有專科執照醫師使用。
5114	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 2.5MM X 20MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 20392520	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 2.5MM X 20MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 20392520	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廻管的阻塞病灶。	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廻管的阻塞病灶。	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼。	33800	CBZ029432001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。18.需有專科執照醫師使用。
5115	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 2.5MM X 40MM X 155CM AS:SPECTRANETICS 21552540	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 2.5MM X 40MM X 155CM AS:SPECTRANETICS 21552540	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廻管的阻塞病灶。	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廻管的阻塞病灶。	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼。	33800	CBZ029432001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。19.需有專科執照醫師使用。
5116	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 2.5MM X 100MM X 155CM AS:SPECTRANETICS 221625100	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 2.5MM X 100MM X 155CM AS:SPECTRANETICS 221625100	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廻管的阻塞病灶。	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廻管的阻塞病灶。	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼。	44000	CBZ029432002	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。20.需有專科執照醫師使用。
5117	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 3.0MM X 20MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 20393020	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 3.0MM X 20MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 20393020	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廻管的阻塞病灶。	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廻管的阻塞病灶。	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼。	33800	CBZ029432001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。21.需有專科執照醫師使用。
5118	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 3.0MM X 40MM X 155CM AS:SPECTRANETICS 21553040	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 3.0MM X 40MM X 155CM AS:SPECTRANETICS 21553040	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廻管的阻塞病灶。	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廻管的阻塞病灶。	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼。	33800	CBZ029432001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。22.需有專科執照醫師使用。
5119	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 3.0MM X 100MM X 155CM AS:SPECTRANETICS 221630100	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 3.0MM X 100MM X 155CM AS:SPECTRANETICS 221630100	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廻管的阻塞病灶。	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廻管的阻塞病灶。	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼。	44000	CBZ029432002	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。23.需有專科執照醫師使用。
5120	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 3.5MM X 20MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 20393520	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 3.5MM X 20MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 20393520	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廻管的阻塞病灶。	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廻管的阻塞病灶。	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼。	33800	CBZ029432001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。24.需有專科執照醫師使用。

5121	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 3.5MM X 40MM X 155CM AS:SPECTRANETICS 21553540	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 3.5MM X 40MM X 155CM AS:SPECTRANETICS 21553540	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶。	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶。	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼。	33800	CBZ029432001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。25.需有專科執照醫師使用。
5122	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 3.5MM X 100MM X 155CM AS:SPECTRANETICS 221635100	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 3.5MM X 100MM X 155CM AS:SPECTRANETICS 221635100	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶。	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶。	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼。	44000	CBZ029432002	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。26.需有專科執照醫師使用。
5123	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 4.0MM X 20MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 20764020	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 4.0MM X 20MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 20764020	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶。	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶。	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼。	33800	CBZ029432001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。27.需有專科執照醫師使用。
5124	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 4.0MM X 40MM X 90CM AS:SPECTRANETICS 20924040	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 4.0MM X 40MM X 90CM AS:SPECTRANETICS 20924040	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶。	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶。	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼。	33800	CBZ029432001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。28.需有專科執照醫師使用。
5125	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 4.0MM X 40MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 20764040	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 4.0MM X 40MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 20764040	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶。	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶。	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼。	33800	CBZ029432001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。29.需有專科執照醫師使用。
5126	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 4.0MM X 100MM X 90CM AS:SPECTRANETICS 229040100	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 4.0MM X 100MM X 90CM AS:SPECTRANETICS 229040100	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶。	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶。	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼。	44000	CBZ029432002	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。30.需有專科執照醫師使用。
5127	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 4.0MM X 100MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 223740100	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 4.0MM X 100MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 223740100	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶。	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶。	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼。	44000	CBZ029432002	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。31.需有專科執照醫師使用。
5128	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 4.0MM X 200MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 224940200	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 4.0MM X 200MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 224940200	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶。	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶。	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼。	44000	CBZ029432002	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。32.需有專科執照醫師使用。
5129	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 5.0MM X 20MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 20765020	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 5.0MM X 20MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 20765020	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶。	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶。	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼。	33800	CBZ029432001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。33.需有專科執照醫師使用。
5130	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 5.0MM X 40MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 20765040	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 5.0MM X 40MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 20765040	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶。	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶。	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼。	33800	CBZ029432001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。34.需有專科執照醫師使用。
5131	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 5.0MM X 100MM X 90CM AS:SPECTRANETICS 229050100	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 5.0MM X 100MM X 90CM AS:SPECTRANETICS 229050100	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶。	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶。	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼。	44000	CBZ029432002	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。35.需有專科執照醫師使用。
5132	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 5.0MM X 100MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 223750100	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 5.0MM X 100MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 223750100	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶。	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、膕動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶。	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼。	44000	CBZ029432002	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。36.需有專科執照醫師使用。

5133	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 5.0MM X 200MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 224950200	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 5.0MM X 200MM X 137CM AS:SPECTRANETICS 224950200	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、腘動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶。	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、腘動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶。	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼。	44000	CBZ029432002	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。37.需有專科執照醫師使用。
5134	安卓史考特週邊血管網狀氣球導管 5.0MM X 40MM X 90CM AS:SPECTRANETICS 20925040	ANGIO SCULPT PTA SCORING BALLOON CATHETER 5.0MM X 40MM X 90CM AS:SPECTRANETICS 20925040	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、腘動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶。	無已知副作用	適用於擴張髂動脈、股動脈、髂股動脈、腘動脈、膝下動脈和腎動脈的病灶，以及適用於治療自體或人工的動靜脈透析廔管的阻塞病灶。	該品項為獨家產品，其規格/型號與目前現有健保碼產品皆不儘相同，故無法提供相對應的健保替代碼。	33800	CBZ029432001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。38.需有專科執照醫師使用。
5135	內視鏡手術器械 ROTIC ENDO GRASP* 5MM SPIN LOCK AS:USS 174233	ROTIC ENDO GRASP* 5MM SPIN LOCK AS:USS 174233	本產品為特製之內視鏡手術用器械，特殊的可調式彎頭設計，可在更狹小的手術部位進行手術，並有利於更進階的內視鏡手術，如單孔內視鏡手術。為病患自費之高階醫材術。	無	多角度旋轉式內視鏡抓鉗為一軸長31cm、直徑5mm，可固定分節、抓鉗可旋轉固定系統，可固定分節鎖，進行360度旋轉。而為於器械軸上的旋轉環能夠把鉗片以及輪桿調整到0度到80度之間的任意位置。可在窄小的手術部位進行抓持功能，例如:單孔內視鏡手術。	1.可通過5mm的穿刺套管。2.單孔內視鏡手術適用。	6200	TKY013556002	1.需由專業外科醫師使用。2.本產品之設計、製造僅供單一病患使用。
5136	派西弗無縫線主動脈心臟瓣膜 PERCEVAL S SUTURELESS AORTIC VALVE M AS:SORIN PVS23	PERCEVAL S SUTURELESS AORTIC VALVE M AS:SORIN PVS23	Perceval S瓣膜適用於經由開心手術替換人體受損或功能不全的主動脈瓣膜。瓣膜適用於經醫師診斷出有主動脈瓣膜狹窄或閉鎖不全的成人患者。	無	由牛心包膜製成的組織部件及自動擴張型鎳鈦合金支架，具有支撐瓣膜和固定的雙重作用。且具carbofilm塗層確保器材的生物相容性和血液相容性。此瓣膜不需縫合，可經由微創傷口來進行手術的難度降低，以減少術後疼痛與縮短術後恢復期	無	350000	FHVD1PVSAVR5	無
5137	派西弗無縫線主動脈心臟瓣膜 PERCEVAL S SUTURELESS AORTIC VALVE L AS:SORIN PVS25	PERCEVAL S SUTURELESS AORTIC VALVE L AS:SORIN PVS25	Perceval S瓣膜適用於經由開心手術替換人體受損或功能不全的主動脈瓣膜。瓣膜適用於經醫師診斷出有主動脈瓣膜狹窄或閉鎖不全的成人患者。	無	由牛心包膜製成的組織部件及自動擴張型鎳鈦合金支架，具有支撐瓣膜和固定的雙重作用。且具carbofilm塗層確保器材的生物相容性和血液相容性。此瓣膜不需縫合，可經由微創傷口來進行手術的難度降低，以減少術後疼痛與縮短術後恢復期	無	350000	FHVD1PVSAVR5	無
5138	快速衛壓關節鏡沖洗拋棄式套管 GOFLO ARTHROSCOPIC STERILE TUBE SET AS:SMITH & NEPHEW T0449-01	GOFLO ARTHROSCOPIC STERILE TUBE SET AS:SMITH & NEPHEW T0449-01	用於擴張與沖洗膝、肩、髖和肘等關節以及腕和踝關節，使用者可預選所需的關節壓力，幫浦通過注入沖洗液以達到並保持關節內預選的壓力。	無	用於擴張與沖洗膝、肩、髖和肘等關節以及腕和踝關節，使用者可預選所需的關節壓力，幫浦通過注入沖洗液以達到並保持關節內預選的壓力。	無	3100	CDY030679001	1.不可重複使用，2.須依照標準醫療程序，有關地方與國家規定予以處理。
5139	艾克曼肩胛骨骨板系統 LOCKING SCAPULA PLATE SYSTEM 6H SPINE LEFT AS：ACUMED PL-SA06L	LOCKING SCAPULA PLATE SYSTEM 6H SPINE LEFT AS：ACUMED PL-SA06L	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間。3.互鎖式骨釘，可增加固定力。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	66360	FBZ021855001	不可重覆使用
5140	艾克曼肩胛骨骨板系統 LOCKING SCAPULA PLATE SYSTEM 6H SPINE RIGHT AS：ACUMED PL-SA06R	LOCKING SCAPULA PLATE SYSTEM 6H SPINE RIGHT AS：ACUMED PL-SA06R	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間。3.互鎖式骨釘，可增加固定力。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	66360	FBZ021855001	不可重覆使用
5141	艾克曼肩胛骨骨板系統 LOCKING SCAPULA PLATE SYSTEM 9H MEDIAL BORSER LEFT AS：ACUMED PL-SMB09L	LOCKING SCAPULA PLATE SYSTEM 9H MEDIAL BORSER LEFT AS：ACUMED PL-SMB09L	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間。3.互鎖式骨釘，可增加固定力。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	66360	FBZ021855001	不可重覆使用
5142	艾克曼肩胛骨骨板系統 LOCKING SCAPULA PLATE SYSTEM 9H MEDIAL BORSER RIGHT AS：ACUMED PL-SMB09R	LOCKING SCAPULA PLATE SYSTEM 9H MEDIAL BORSER RIGHT AS：ACUMED PL-SMB09R	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間。3.互鎖式骨釘，可增加固定力。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	66360	FBZ021855001	不可重覆使用
5143	艾克曼肩胛骨骨板系統 LOCKING SCAPULA PLATE 10H LATERAL BOARDER LEFT AS：ACUMED PL-SLB10L	LOCKING SCAPULA PLATE 10H LATERAL BOARDER LEFT AS：ACUMED PL-SLB10L	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間。3.互鎖式骨釘，可增加固定力。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	66360	FBZ021855001	不可重覆使用
5144	艾克曼肩胛骨骨板系統 LOCKING SCAPULA PLATE 10H LATERAL BOARDER RIGHT AS：ACUMED PL-SLB10R	LOCKING SCAPULA PLATE 10H LATERAL BOARDER RIGHT AS：ACUMED PL-SLB10R	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間。3.互鎖式骨釘，可增加固定力。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	66360	FBZ021855001	不可重覆使用
5145	艾克曼肩胛骨骨板系統 LOCKING SCAPULA PLATE SYSTEM 13H BORSER LEFT AS：ACUMED PL-SMB13L	LOCKING SCAPULA PLATE SYSTEM 13H BORSER LEFT AS：ACUMED PL-SMB13L	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間。3.互鎖式骨釘，可增加固定力。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	66360	FBZ021855001	不可重覆使用
5146	艾克曼肩胛骨骨板系統 LOCKING SCAPULA PLATE SYSTEM 13H BORSER RIGHT AS：ACUMED PL-SMB13R	LOCKING SCAPULA PLATE SYSTEM 13H BORSER RIGHT AS：ACUMED PL-SMB13R	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板符合人體解剖型式設計，醫師不需額外折彎骨板可節省手術時間。3.互鎖式骨釘，可增加固定力。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。	66360	FBZ021855001	不可重覆使用
5147	克洛特縫合固定錨釘 4.5MM W/THREE #2 AS:LINVATEC CFBC-4503	CROSSFT SUTURE ANCHOR 4.5MM W/THREE #2 AS:LINVATEC CFBC-4503	當?合錨釘固定到骨頭以後，它可以用來將軟組織(如：韌帶?腱或者關節囊)重新附著到骨頭。	1.感染，包括深處或表面 2.過敏症、組織過敏/發炎以及對器械材質的其他反應。	本?品縫合錨釘由聚乳酸共聚物 (96L/4D PLA co-polymer)及B三鈣磷酸鹽(B-TCP)製造而成，以滅菌?預先裝配在單次使用的起子上並穿有 2 到 3 根 2 號帶針或不帶針(5metric)Hi-Fi?線的形式提供。	"克洛特縫合固定錨釘有別於以往可吸收式錨釘材質,是由Micro磷酸三鈣組成而非一搬PLA聚乳酸。不同於其他可吸收式錨釘，Micro磷酸三鈣在手術後有助於促進人體骨的修復。"	24600	FBZ026987001	本裝置不適用於以下運用：ACL (前十字韌帶）、PCL (後十字韌帶）、腳部和手部手術過程。
5148	克洛特縫合固定錨釘 6.5MM W/THREE #2 AS:LINVATEC CFBC-6503	CROSSFT SUTURE ANCHOR 6.5MM W/THREE #2 AS:LINVATEC CFBC-6503	當?合錨釘固定到骨頭以後，它可以用來將軟組織(如：韌帶?腱或者關節囊)重新附著到骨頭。	1.感染，包括深處或表面 2.過敏症、組織過敏/發炎以及對器械材質的其他反應。	本?品縫合錨釘由聚乳酸共聚物 (96L/4D PLA co-polymer)及B三鈣磷酸鹽(B-TCP)製造而成，以滅菌?預先裝配在單次使用的起子上並穿有 2 到 3 根 2 號帶針或不帶針(5metric)Hi-Fi?線的形式提供。	"克洛特縫合固定錨釘有別於以往可吸收式錨釘材質,是由Micro磷酸三鈣組成而非一搬PLA聚乳酸。不同於其他可吸收式錨釘，Micro磷酸三鈣在手術後有助於促進人體骨的修復。"	24600	FBZ026987001	本裝置不適用於以下運用：ACL (前十字韌帶）、PCL (後十字韌帶）、腳部和手部手術過程。

5149	Y型全縫線縫合錨釘1.3MM AS:LINVATEC Y1301	Y-KNOT FLEX AII-SUTURE ANCHER 1.3MM AS:LINVATEC Y1301	本產品可用於在關節鏡或開放外科手術過程，當縫線被錨固在骨頭後，可以用來 再連接軟組織，如韌帶、肌腱或關節囊到骨頭上，配合適當地術後固定，?線錨釘系統因此可以在整個癒合期固定受損的軟組織。	1.感染，包括深處或表面 2.過敏症、組織過敏/發炎以及對器械材質的其他反應。	本?品是由高強度 Flat Braided Suture 製造，含 1 條或 2 條#2 (5 公尺） Hi-Fi ?線， 以單次使用?滅菌並預載於可?棄式起子的形式提供，錨釘、縫線及可拋棄式起子是EO滅菌。	無	29000	FBZ028833001	1.使用前，確保器械狀態良好。 2.本器械僅能由有經驗的外科醫師使用。 3.植入前及植入期間需確保錨釘適當的安裝於起子頂端。 4.插入時避免從側邊載入。
5150	Y型全縫線縫合錨釘1.8MM AS:LINVATEC Y1802	Y-KNOT FLEX AII-SUTURE ANCHER 1.8MM AS:LINVATEC Y1802	本產品可用於在關節鏡或開放外科手術過程，當縫線被錨固在骨頭後，可以用來 再連接軟組織，如韌帶、肌腱或關節囊到骨頭上，配合適當地術後固定，?線錨釘系統因此可以在整個癒合期固定受損的軟組織。	1.感染，包括深處或表面 2.過敏症、組織過敏/發炎以及對器械材質的其他反應。	本?品是由高強度 Flat Braided Suture 製造，含 1 條或 2 條#2 (5 公尺） Hi-Fi ?線， 以單次使用?滅菌並預載於可?棄式起子的形式提供，錨釘、縫線及可拋棄式起子是EO滅菌。	無	29000	FBZ028833001	1.使用前，確保器械狀態良好。 2.本器械僅能由有經驗的外科醫師使用。 3.植入前及植入期間需確保錨釘適當的安裝於起子頂端。 4.插入時避免從側邊載入。
5151	Y型縫合錨釘 2條線 AS:LINVATEC YRC02	Y-KNOT RC ALL-SUTURE ANCHOR W/TWO#2 AS:LINVATEC YRC02	當?合錨釘固定到骨頭以後，它可以用來將軟組織(如：韌帶?腱或者關節囊)重新附著到骨頭。	1.感染，包括深處或表面 2.過敏症、組織過敏/發炎以及對器械材質的其他反應。	本?品是由高強度 Flat Braided Suture 製造，含 1 條或 2 條#2 (5 公尺） Hi-Fi ?線， 以單次使用?滅菌並預載於可?棄式起子的形式提供，錨釘、縫線及可拋棄式起子是EO滅菌。	1.? 可用MRI對病患做長期追蹤 2.? 本產品為雙列修補，研究指出，單列修復(SR)中61例病人中，只有28位病人癒合狀況良好，而雙列修復（DR）57例病人中，有37位病人癒合狀況良好，雙列修補（DR）的癒合率是單列修復（SR）的1.5倍（SR:45.9% V.S. DR:64.9%）	34000	FBZ028843001	1.確保依據錨釘尺寸適當地選擇骨打孔器。 2.當插入本產品時，避免從側邊插入。 3.插入錨釘以及鬆開起子時，須維持適當的直線。 4.詳閱說明書可以減少植入時本產品損壞的風險。 5.適當選擇和放置植體是成功使用本產品的重要考量因素。
5152	Y型縫合錨釘 3條線 AS:LINVATEC YRC03	Y-KNOT RC ALL-SUTURE ANCHOR W/THREE#2 AS:LINVATEC YRC03	當?合錨釘固定到骨頭以後，它可以用來將軟組織(如：韌帶?腱或者關節囊)重新附著到骨頭。	1.感染，包括深處或表面 2.過敏症、組織過敏/發炎以及對器械材質的其他反應。	本?品是由高強度 Flat Braided Suture 製造，含 1 條或 2 條#2 (5 公尺） Hi-Fi ?線， 以單次使用?滅菌並預載於可?棄式起子的形式提供，錨釘、縫線及可拋棄式起子是EO滅菌。	1.? 可用MRI對病患做長期追蹤 2.? 本產品為雙列修補，研究指出，單列修復(SR)中61例病人中，只有28位病人癒合狀況良好，而雙列修復（DR）57例病人中，有37位病人癒合狀況良好，雙列修補（DR）的癒合率是單列修復（SR）的1.5倍（SR:45.9% V.S. DR:64.9%）	34000	FBZ028843001	1.確保依據錨釘尺寸適當地選擇骨打孔器。 2.當插入本產品時，避免從側邊插入。 3.插入錨釘以及鬆開起子時，須維持適當的直線。 4.詳閱說明書可以減少植入時本產品損壞的風險。 5.適當選擇和放置植體是成功使用本產品的重要考量因素。
5153	漢康止血貼布 1.5X1.5 IN AS：TRICOL 1004	HEMCON PATCH PRO 1.5X1.5 IN AS：TRICOL 1004	在經皮診斷或介入手術完成後，臨床上使用直接加壓止血法為病患傷口止血，病患需臥床4~6小時的時間，對於凝血功能較差或服用抗凝血劑的病人則需延長臥床時間，無法下床如廁。若能使用止血貼布可幫助病患傷口快術止血，減少臥床時間。	無	1.方便加壓止血傷口。2.抗感染特點，止血棉於止血後，可有效防止大多數菌種。3.凝血機制，Chitosan加速凝血，文獻證明加壓六分鐘，病人臥床二小時可下床，並加速傷口癒合。	健保無給付品項	1500	WDZ029744001	不可破損潮濕、不可覆蓋眼睛、不可重複滅菌、不可食用。過敏者不宜用，拆封應立即使用。
5154	漢康止血貼布 2X2 IN AS：TRICOL 1005	HEMCON PATCH PRO 2X2 IN AS：TRICOL 1005	在經皮診斷或介入手術完成後，臨床上使用直接加壓止血法為病患傷口止血，病患需臥床4~6小時的時間，對於凝血功能較差或服用抗凝血劑的病人則需延長臥床時間，無法下床如廁。若能使用止血貼布可幫助病患傷口快術止血，減少臥床時間。	無	1.方便加壓止血傷口。2.抗感染特點，止血棉於止血後，可有效防止大多數菌種。3.凝血機制，Chitosan加速凝血，文獻證明加壓六分鐘，病人臥床二小時可下床，並加速傷口癒合。	健保無給付品項	2450	WDZ029744002	不可破損潮濕、不可覆蓋眼睛、不可重複滅菌、不可食用。過敏者不宜用，拆封應立即使用。
5155	合適膜墊圈48MM	ADAPT FLAT BARRIER RINGS 48MM	常用於腸造口周圍凹陷填補，增加皮膚與底座密合度，減少滲漏問題，保護造口周邊皮膚。	患者對產品材質過敏者可能導致皮膚過敏之現象。	可隨皮膚晃動，與皮膚密合度高，材料可任意塑形，適合配合於腸造口周邊凹陷填補減少滲漏。	無同類健保品項可供比較	70	FTZ007768004	1.單次使用，2.產品請勿放置於高溫處。
5156	合適膜墊圈98MM	ADAPT FLAT BARRIER RINGS 98MM	常用於腸造口周圍凹陷填補，增加皮膚與底座密合度，減少滲漏問題，保護造口周邊皮膚。	患者對產品材質過敏者可能導致皮膚過敏之現象。	可隨皮膚晃動，與皮膚密合度高，材料可任意塑形，適合配合於腸造口周邊凹陷填補減少滲漏。	無同類健保品項可供比較	150	FTZ007768004	1.單次使用，2.產品請勿放置於高溫處。
5157	橢圓形墊高式墊圈 22 X 38MM	ADAPT OVAL CONVEX BARRIER RINGS 22 X 38MM	常用於腸造口周圍凹陷填補，增加皮膚與底座密合度，減少滲漏問題，保護造口周邊皮膚。	患者對產品材質過敏者可能導致皮膚過敏之現象。	可隨皮膚晃動，與皮膚密合度高，材料可任意塑形，適合配合於腸造口周邊凹陷填補減少滲漏。	無同類健保品項可供比較	90	FTZ007768005	1.單次使用，2.產品請勿放置於高溫處。
5158	固定系統顱骨網片 BIOMESH 3MC 36 X 52MM AS:BIOPLATE 81-3024	BIOMESH 3MC 36 X 52MM AS:BIOPLATE 81-3024	現行健保無相關類似品項。	1.對於固定裝置產生過敏反應或對金屬過敏。 2.因有固定裝置存在而有疼痛且不舒服感 。3.因抵抗壓力而使骨密度降低或骨頭壞死。4.因手術創傷而使神經受損。	現行健保無相關類似品項。	本產品設計構造為3D立體結構，方便手術時依照病患實際缺損面積及原有頭骨弧度輕易塑形，安裝後以達到整體外觀與原有相似。	60000	FPP08130244B	無
5159	固定系統顱骨網片 BIOMESH 3MC 65 X 65MM AS:BIOPLATE 81-3025	BIOMESH 3MC 65 X 65MM AS:BIOPLATE 81-3025	現行健保無相關類似品項。	1.對於固定裝置產生過敏反應或對金屬過敏。 2.因有固定裝置存在而有疼痛且不舒服感 。3.因抵抗壓力而使骨密度降低或骨頭壞死。5.因手術創傷而使神經受損。	現行健保無相關類似品項。	本產品設計構造為4D立體結構，方便手術時依照病患實際缺損面積及原有頭骨弧度輕易塑形，安裝後以達到整體外觀與原有相似。	60000	FPP08130254B	無
5160	固定系統顱骨網片 BIOMESH 3MC 90 X 92MM AS:BIOPLATE 81-3026	BIOMESH 3MC 90 X 92MM AS:BIOPLATE 81-3026	現行健保無相關類似品項。	1.對於固定裝置產生過敏反應或對金屬過敏。 2.因有固定裝置存在而有疼痛且不舒服感 。3.因抵抗壓力而使骨密度降低或骨頭壞死。6.因手術創傷而使神經受損。	現行健保無相關類似品項。	本產品設計構造為5D立體結構，方便手術時依照病患實際缺損面積及原有頭骨弧度輕易塑形，安裝後以達到整體外觀與原有相似。	60000	FPP08130264B	無
5161	固定系統顱骨網片 BIOMESH 3MC 127 X 131MM AS:BIOPLATE 81-3141	BIOMESH 3MC 127 X 131MM AS:BIOPLATE 81-3141	現行健保無相關類似品項。	1.對於固定裝置產生過敏反應或對金屬過敏。 2.因有固定裝置存在而有疼痛且不舒服感 。3.因抵抗壓力而使骨密度降低或骨頭壞死。7.因手術創傷而使神經受損。	現行健保無相關類似品項。	本產品設計構造為6D立體結構，方便手術時依照病患實際缺損面積及原有頭骨弧度輕易塑形，安裝後以達到整體外觀與原有相似。	92244	FPP08131414B	無
5162	固定系統顱骨網片 BIOMESH 3MC 200 X 200MM AS:BIOPLATE 81-3142	BIOMESH 3MC 200 X 200MM AS:BIOPLATE 81-3142	現行健保無相關類似品項。	1.對於固定裝置產生過敏反應或對金屬過敏。 2.因有固定裝置存在而有疼痛且不舒服感 。3.因抵抗壓力而使骨密度降低或骨頭壞死。8.因手術創傷而使神經受損。	現行健保無相關類似品項。	本產品設計構造為7D立體結構，方便手術時依照病患實際缺損面積及原有頭骨弧度輕易塑形，安裝後以達到整體外觀與原有相似。	92244	FPP08131424B	無
5163	硬脊膜組織黏膠 DURASEAL EXACT SPINE SEALANT SYSTEM 5ML AS:INTEGRA 20-6520	DURASEAL EXACT SPINE SEALANT SYSTEM 5ML AS:INTEGRA 20-6520	本產品適用於脊椎手術時做為硬膜修復縫合的輔助，以提供防水密封功能。	無	本產品適用於脊椎手術時做為硬膜修復縫合的輔助，以提供防水密封功能。	無	51600	TTZ029348001	無
5164	直燒型止血氣化頭 2.3MM END EFFECT ELECTRODE 140MM AS:MITEK 225202	2.3MM END EFFECT ELECTRODE 140MM AS:MITEK 225202	適用於需要關節鏡手術的病患，進行軟組織切割、燒灼和割除，即同時達到血管止血和軟組織凝結之功用。	禁止用於非關節鏡手術，與不使用生理食鹽水或乳酸林格氏液灌洗的手術，本系統也不適用於因任何原因不得使用關節鏡手術之患者，本系統也不得使用於植入心臟搏動律器或其他電子裝置植入物的患者。	可透過關節鏡手術，進行軟組織切割燒灼外，同時達到血管止血和軟組織凝結之功用。提供不同角度燒頭，可於數中針對不同組織特性及位置達到最佳燒灼及止血效果。	可同時針對軟組織切割燒灼並達到血管止血和軟組織凝結	11000	TKY030685W02	無
5165	斜角燒型止血氣化頭 2.3MM 45° WEDGE ELECTRODE 140MM AS:MITEK 225203	2.3MM 45° WEDGE ELECTRODE 140MM AS:MITEK 225203	適用於需要關節鏡手術的病患，進行軟組織切割、燒灼和割除，即同時達到血管止血和軟組織凝結之功用。	禁止用於非關節鏡手術，與不使用生理食鹽水或乳酸林格氏液灌洗的手術，本系統也不適用於因任何原因不得使用關節鏡手術之患者，本系統也不得使用於植入心臟搏動律器或其他電子裝置植入物的患者。	可透過關節鏡手術，進行軟組織切割燒灼外，同時達到血管止血和軟組織凝結之功用。提供不同角度燒頭，可於數中針對不同組織特性及位置達到最佳燒灼及止血效果。	可同時針對軟組織切割燒灼並達到血管止血和軟組織凝結	11000	TKY030685W02	無
5166	斜角燒型止血氣化頭 2.3MM 45° SHORT WEDGE ELECTRODE 85MM AS:MITEK 225213	2.3MM 45° SHORT WEDGE ELECTRODE 85MM AS:MITEK 225213	適用於需要關節鏡手術的病患，進行軟組織切割、燒灼和割除，即同時達到血管止血和軟組織凝結之功用。	禁止用於非關節鏡手術，與不使用生理食鹽水或乳酸林格氏液灌洗的手術，本系統也不適用於因任何原因不得使用關節鏡手術之患者，本系統也不得使用於植入心臟搏動律器或其他電子裝置植入物的患者。	可透過關節鏡手術，進行軟組織切割燒灼外，同時達到血管止血和軟組織凝結之功用。提供不同角度燒頭，可於數中針對不同組織特性及位置達到最佳燒灼及止血效果。	可同時針對軟組織切割燒灼並達到血管止血和軟組織凝結	11000	TKY030685W02	無
5167	直燒型止血氣化頭3.5MM 21度 3.5MM ANGLED END EFFECT ELECTRODE AS:MITEK 225304	3.5MM ANGLED END EFFECT ELECTRODE AS:MITEK 225304	適用於需要關節鏡手術的病患，進行軟組織切割、燒灼和割除，即同時達到血管止血和軟組織凝結之功用。	禁止用於非關節鏡手術，與不使用生理食鹽水或乳酸林格氏液灌洗的手術，本系統也不適用於因任何原因不得使用關節鏡手術之患者，本系統也不得使用於植入心臟搏動律器或其他電子裝置植入物的患者。	可透過關節鏡手術，進行軟組織切割燒灼外，同時達到血管止血和軟組織凝結之功用。提供不同角度燒頭，可於數中針對不同組織特性及位置達到最佳燒灼及止血效果。	可同時針對軟組織切割燒灼並達到血管止血和軟組織凝結	11000	TKY030685W02	無
5168	勾型止血氣化頭3.5MM 3.5MM 90度 HOOK ELECTRODE AS:MITEK 225305	3.5MM 90度 HOOK ELECTRODE AS:MITEK 225305	適用於需要關節鏡手術的病患，進行軟組織切割、燒灼和割除，即同時達到血管止血和軟組織凝結之功用。	禁止用於非關節鏡手術，與不使用生理食鹽水或乳酸林格氏液灌洗的手術，本系統也不適用於因任何原因不得使用關節鏡手術之患者，本系統也不得使用於植入心臟搏動律器或其他電子裝置植入物的患者。	可透過關節鏡手術，進行軟組織切割燒灼外，同時達到血管止血和軟組織凝結之功用。提供不同角度燒頭，可於數中針對不同組織特性及位置達到最佳燒灼及止血效果。	可同時針對軟組織切割燒灼並達到血管止血和軟組織凝結	11000	TKY030685W02	無

5169	奧古射頻電極 OCTOPUS RF ELECTRODE 17G 150MM 25MM AS:STARMED 17-15P25	OCTOPUS RF ELECTRODE 17G 150MM 25MM AS:STARMED 17-15P25	用於大範圍軟組織之凝固性壞死的電燒手術	發燒、疼痛、至燒灼病灶的延遲性出血；肝機能不全、腹水	藉由電燒灼提供射頻能量可凝結組織。在超音波或CT電腦斷層掃瞄的影像導引下，可依醫師需求或病患結節型態，組成三集束或二集束電極，適用於不同尺寸之圓形腫瘤，運用週波將電極週圍的腫瘤燒灼至乾涸，以達治療的效果。	無健保給付同類品可比較；目前健保給付的規定是五公分三顆以下的腫瘤需事前申請。	51000	TKP031517PXM	必須由經過受訓的醫生來放置，在使用此產品前，先行對實行步驟上技術的原理，臨床的反應和危險性做充分的瞭解。
5172	超音波刀 HARMONIC ACE CURVED SHEARS INSERT FOR DA VINCI ROBOTIC AS:INTUITIVE 400272	HARMONIC ACE CURVED SHEARS INSERT FOR DA VINCI ROBOTIC AS:INTUITIVE 400272	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	48078	S8026172041	無
5173	血管截斷鉗 8MM AS:INTUITIVE 410322	ONE VESSEL SEALER FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 410322	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	67000	S8026172053	無
5174	血管鉗 8MM AS:INTUITIVE 420003	SMALL CLIP APPLIER FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420003	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	2900	S8026172002	無
5175	夾針器 8MM AS:INTUITIVE 420006	LARGE NEEDLE DRIVER FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420006	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	28000	S8026172003	無
5176	長型鉗子 8MM AS:INTUITIVE 420048	LONG TIP FORCEPS FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420048	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	31000	S8026172007	無
5177	組織夾 8MM AS:INTUITIVE 420093	PROGRASP FORCEPS FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420093	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	28000	S8026172009	無
5178	雙極電燒 8MM AS:INTUITIVE 420110	PRECISE BIPOLAR FORCEPS FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420110	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	34000	S8026172010	無
5179	夾針器 5MM AS:INTUITIVE 420117	NEEDLE DRIVER FOR ROBOTIC 5MM AS:INTUITIVE 420117	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	29000	S8026172042	無
5180	微小組織鉗 8MM AS:INTUITIVE 420121	FINE TISSUE FORCEPS FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420121	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	24000	S8026172011	無
5181	單極電燒 5MM AS:INTUITIVE 420142	MONOPOLAR CAUTERY FOR ROBOTIC 5MM AS:INTUITIVE 420142	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	29000	S8026172049	無
5182	狄氏鉗 5MM AS:INTUITIVE 420145	DEBAKEY FORCEPS FOR ROBOTIC 5MM AS:INTUITIVE 420145	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	29000	S8026172046	無
5183	彎型剪刀 5MM AS:INTUITIVE 420146	CURVED SCISSORS FOR ROBOTIC 5MM AS:INTUITIVE 420146	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	33000	S8026172044	無
5184	內視鏡用通路裝置 8MM AS:INTUITIVE 420170	ENDOPASS DELIVERY FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420170	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	7800	S8026172013	無
5185	迷你雙極電燒 8MM AS:INTUITIVE 420171	MICRO BIPOLAR FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420171	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	34000	S8026172014	無
5186	腸組織抓取鉗 5MM AS:INTUITIVE 420177	BOWEL GRASPER FOR ROBOTIC 5MM AS:INTUITIVE 420177	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	29000	S8026172048	無
5187	彎型剪刀 8MM AS:INTUITIVE 420178	CURVED SCISSORS FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420178	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	25000	S8026172017	無
5188	心臟固定器 12MM AS:INTUITIVE 420182	ENDOWRIST STABILIZER FOR ROBOTIC 12MM AS:INTUITIVE 420182	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	87000	S8026172052	無
5189	湯匙電燒 AS:INTUITIVE 420184	PERMANENT CAUTERY SPATULA FOR ROBOTIC AS:INTUITIVE 420184	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	25000	S8026172021	無
5190	眼鏡蛇抓取鉗 8MM AS:INTUITIVE 420190	COBRA GRASPER FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420190	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	28000	S8026172023	無
5191	瓣膜鉤子 8MM AS:INTUITIVE 420192	VALVE HOOK FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420192	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	15500	S8026172024	無
5192	瓣膜解剖器 8MM AS:INTUITIVE 420203	PERICARDIAL DISSECTOR FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420203	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	28000	S8026172026	無
5193	心臟探針抓取鉗 8MM AS:INTUITIVE 420215	CARDIAC PROBE GRASPER FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420215	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	25000	S8026172031	無
5194	短型心房牽引器 8MM AS:INTUITIVE 420246	SHORT ATRIAL RETRACTOR FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420246	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	36000	S8026172034	無
5195	雙刃型牽引器 8MM AS:INTUITIVE 420249	DUAL BLADE RETRACTOR FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420249	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	36000	S8026172035	無
5196	超音波刀外管 8MM AS:INTUITIVE 420275	HARMONIC ACE CUR SHEARS FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420275	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	7200	S8026172016	無
5197	長的抓取型牽引器 8MM AS:INTUITIVE 420278	GRAPTOR RETRACTOR FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420278	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	30000	S8026172036	無
5198	夾針器(含線剪) AS:INTUITIVE 420296	LARGE SUTURECUT NEEDLE DRIVER ROBOTIC AS:INTUITIVE 420296	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	30000	S8026172037	無
5199	海默拉克中血管夾鉗 AS:INTUITIVE 420327	HEM-O-LOK M/L CLIP APPLIER FOR ROBOTIC AS:INTUITIVE 420327	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	2000	S8026172038	無
5200	彎型雙極電燒 8MM AS:INTUITIVE 420344	CURVED BIPOLAR DISSECTOR FOR ROBOTIC 8MM AS:INTUITIVE 420344	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	34000	S8026172039	無

5201	普羅帕騰血管移植物-小兒用 PROPATEN VASCULAR GRAFT 3MMX10CM AS:GORE HPT030010W	PROPATEN VASCULAR GRAFT 3MMX10CM AS:GORE HPT030010W	原健保未員肝素之小兒用人工血管已不生產。	使用任何血管支架可能引起的併發症。	肝素在管徑表面末端共價結合，使得人工血管不易引發凝血反應。	肝素共價鍵結構(Carmeda Bioactive Surface heparin immobilization)可以有效降低血栓形成與顯著的提高暢通率,德國學者Cesnjevar等學者針對傳統人工血管(ePTFE)與肝素共價鍵結構塗層人工血管(Gore-Tex Propaten)回明性研究中指出使用肝素塗層人工血管是一種安全有效的。	23750	FHZ029690001	包裝箔袋為保濕屏障如已受損請勿使用，勿對肝素過敏的患者使用。
5202	普羅帕騰血管移植物-小兒用 PROPATEN VASCULAR GRAFT 3.5MMX10CM AS:GORE HPT350010W	PROPATEN VASCULAR GRAFT 3.5MMX10CM AS:GORE HPT350010W	原健保未員肝素之小兒用人工血管已不生產。	使用任何血管支架可能引起的併發症。	肝素在管徑表面末端共價結合，使得人工血管不易引發凝血反應。	肝素共價鍵結構(Carmeda Bioactive Surface heparin immobilization)可以有效降低血栓形成與顯著的提高暢通率,德國學者Cesnjevar等學者針對傳統人工血管(ePTFE)與肝素共價鍵結構塗層人工血管(Gore-Tex Propaten)回明性研究中指出使用肝素塗層人工血管是一種安全有效的。	23750	FHZ029690001	包裝箔袋為保濕屏障如已受損請勿使用，勿對肝素過敏的患者使用。
5203	普羅帕騰血管移植物-小兒用 PROPATEN VASCULAR GRAFT 4MMX10CM AS:GORE HPT040010W	PROPATEN VASCULAR GRAFT 4MMX10CM AS:GORE HPT040010W	原健保未員肝素之小兒用人工血管已不生產。	使用任何血管支架可能引起的併發症。	肝素在管徑表面末端共價結合，使得人工血管不易引發凝血反應。	肝素共價鍵結構(Carmeda Bioactive Surface heparin immobilization)可以有效降低血栓形成與顯著的提高暢通率,德國學者Cesnjevar等學者針對傳統人工血管(ePTFE)與肝素共價鍵結構塗層人工血管(Gore-Tex Propaten)回明性研究中指出使用肝素塗層人工血管是一種安全有效的。	23750	FHZ029690001	包裝箔袋為保濕屏障如已受損請勿使用，勿對肝素過敏的患者使用。
5204	普羅帕騰血管移植物-小兒用 PROPATEN VASCULAR GRAFT 5MMX10CM AS:GORE HPT050010W	PROPATEN VASCULAR GRAFT 5MMX10CM AS:GORE HPT050010W	原健保未員肝素之小兒用人工血管已不生產。	使用任何血管支架可能引起的併發症。	肝素在管徑表面末端共價結合，使得人工血管不易引發凝血反應。	肝素共價鍵結構(Carmeda Bioactive Surface heparin immobilization)可以有效降低血栓形成與顯著的提高暢通率,德國學者Cesnjevar等學者針對傳統人工血管(ePTFE)與肝素共價鍵結構塗層人工血管(Gore-Tex Propaten)回明性研究中指出使用肝素塗層人工血管是一種安全有效的。	23750	FHZ029690001	包裝箔袋為保濕屏障如已受損請勿使用，勿對肝素過敏的患者使用。
5205	多角度遠端橈骨鎖定加壓骨板 LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 VOLARLEFT 6+3H 54MM AS：SYNTHES 04.111.631	LCP TWO-COLUMN DISTAL RADIUS PLATE 2.4 VOLAR LEFT 6+3H 54MM AS：SYNTHES 04.111.631	2.4mm多角度鎖定加壓關節外遠端橈骨系統包含多角度鎖定加壓手掌關節外遠端橈骨骨板及多角度鎖定加壓手掌遠端橈骨骨板。使用雙角度鎖定技術進行特定片段骨折固定。	植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷，過敏反應肇因於無法適應植入物材質，產合遲緩肇因於血液循環系統障礙，植入物而引起的疼痛。	1.多角度鎖定加壓，2.特定片段固定，3.多角度鎖定孔，4.多角度鎖定加壓鎖孔指引。	良好的骨板解剖塑型及交鎖固定系統使病人可以即早的活動，並提供良好的支撐穩定效果。	57000	FBZ022596001	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
5206	馬特仕骨板植入物 LCP-T DISTAL RADIUS PLATE 2.4 3/4 AS:SYNTHES 442.478	LCP-T DISTAL RADIUS PLATE 2.4 3/4 AS:SYNTHES 442.478	本品為2.4mm鎖定加壓遠端橈骨骨板系統的一部分。主要用於固定遠端橈骨關節內和關節外之骨折和切開術。骨板可選擇多種鎖定骨板於背側橈骨進行復位固定。	植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷，過敏反應肇因於無法適應植入物材質，產合遲緩肇因於血液循環系統障礙，植入物而引起的疼痛。	1.多種遠端鎖定骨釘可供選擇提供一個固定角度並足以支撐關節表面，減少骨移植及固定切開的骨頭支撐力，2.拋光表面和圓形邊緣減少潛力肌腱粘連及軟組織發炎的可能。	良好的骨板解剖塑型及交鎖固定系統和多形狀的骨板選擇，使病人可以即早的進行活動，並提供良好的支撐穩定效果。	45000	FBZ007815017	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
5207	馬特仕骨板植入物 LCP DISTAL RADIUS PLATE (STRAIGHT) 2.4/5H AS:SYNTHES 442.479	LCP DISTAL RADIUS PLATE (STRAIGHT) 2.4/5H AS:SYNTHES 442.479	本品為2.4mm鎖定加壓遠端橈骨骨板系統的一部分。主要用於固定遠端橈骨關節內和關節外之骨折和切開術。骨板可選擇多種鎖定骨板於背側橈骨進行復位固定。	植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷，過敏反應肇因於無法適應植入物材質，產合遲緩肇因於血液循環系統障礙，植入物而引起的疼痛。	1.多種遠端鎖定骨釘可供選擇提供一個固定角度並足以支撐關節表面，減少骨移植及固定切開的骨頭支撐力，2.拋光表面和圓形邊緣減少潛力肌腱粘連及軟組織發炎的可能。	良好的骨板解剖塑型及交鎖固定系統和多形狀的骨板選擇，使病人可以即早的進行活動，並提供良好的支撐穩定效果。	45000	FBZ007815017	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
5208	傑思禁血栓旋切導管 JETSTREAM ATHERECTOMY CATHETER SC 1.6MM AS:BOSTON 112260-002	JETSTREAM ATHERECTOMY CATHETER SC 1.6MM AS:BOSTON 112260-002	中、重度鈣化血管會重覆阻塞，已無法使用健保給付之氣球擴張導管及支架治療，故需要此產品將鈣化部分清除。	Atherectomy有可能掉落碎屑造成遠端血管阻塞。	Jetstream 能360度清除血管鈣化部位，更有效、安全及節省時間。	無健保給付品比較	142000	CTZ029289001	血管彎度過高不建議使用。
5209	傑思禁血栓旋切導管 JETSTREAM ATHERECTOMY CATHETER SC 1.6MM AS:BOSTON 112260-003	JETSTREAM ATHERECTOMY CATHETER SC 1.6MM AS:BOSTON 112260-003	中、重度鈣化血管會重覆阻塞，已無法使用健保給付之氣球擴張導管及支架治療，故需要此產品將鈣化部分清除。	Atherectomy有可能掉落碎屑造成遠端血管阻塞。	Jetstream 能360度清除血管鈣化部位，更有效、安全及節省時間。	無健保給付品比較	142000	CTZ029289001	血管彎度過高不建議使用。
5210	傑思禁血栓旋切導管 JETSTREAM ATHERECTOMY CATHETER SC 1.85MM AS:BOSTON 112262-002	JETSTREAM ATHERECTOMY CATHETER SC 1.85MM AS:BOSTON 112262-002	中、重度鈣化血管會重覆阻塞，已無法使用健保給付之氣球擴張導管及支架治療，故需要此產品將鈣化部分清除。	Atherectomy有可能掉落碎屑造成遠端血管阻塞。	Jetstream 能360度清除血管鈣化部位，更有效、安全及節省時間。	無健保給付品比較	142000	CTZ029289001	血管彎度過高不建議使用。
5211	傑思禁血栓旋切導管 JETSTREAM ATHERECTOMY CATHETER SC 1.85MM AS:BOSTON 112262-003	JETSTREAM ATHERECTOMY CATHETER SC 1.85MM AS:BOSTON 112262-003	中、重度鈣化血管會重覆阻塞，已無法使用健保給付之氣球擴張導管及支架治療，故需要此產品將鈣化部分清除。	Atherectomy有可能掉落碎屑造成遠端血管阻塞。	Jetstream 能360度清除血管鈣化部位，更有效、安全及節省時間。	無健保給付品比較	142000	CTZ029289001	血管彎度過高不建議使用。
5212	傑思禁血栓旋切導管 JETSTREAM ATHERECTOMY CATHETER XC 2.1MM /3.0MM AS:BOSTON 112264-002	JETSTREAM ATHERECTOMY CATHETER XC 2.1MM /3.0MM AS:BOSTON 112264-002	中、重度鈣化血管會重覆阻塞，已無法使用健保給付之氣球擴張導管及支架治療，故需要此產品將鈣化部分清除。	Atherectomy有可能掉落碎屑造成遠端血管阻塞。	Jetstream 能360度清除血管鈣化部位，更有效、安全及節省時間。	無健保給付品比較	142000	CTZ029289001	血管彎度過高不建議使用。
5213	傑思禁血栓旋切導管 JETSTREAM ATHERECTOMY CATHETER XC 2.1MM /3.0MM AS:BOSTON 112264-003	JETSTREAM ATHERECTOMY CATHETER XC 2.1MM /3.0MM AS:BOSTON 112264-003	中、重度鈣化血管會重覆阻塞，已無法使用健保給付之氣球擴張導管及支架治療，故需要此產品將鈣化部分清除。	Atherectomy有可能掉落碎屑造成遠端血管阻塞。	Jetstream 能360度清除血管鈣化部位，更有效、安全及節省時間。	無健保給付品比較	142000	CTZ029289001	血管彎度過高不建議使用。
5214	傑思禁血栓旋切導管 JETSTREAM ATHERECTOMY CATHETER XC 2.4MM /3.4MM AS:BOSTON 112266-002	JETSTREAM ATHERECTOMY CATHETER XC 2.4MM /3.4MM AS:BOSTON 112266-002	中、重度鈣化血管會重覆阻塞，已無法使用健保給付之氣球擴張導管及支架治療，故需要此產品將鈣化部分清除。	Atherectomy有可能掉落碎屑造成遠端血管阻塞。	Jetstream 能360度清除血管鈣化部位，更有效、安全及節省時間。	無健保給付品比較	142000	CTZ029289001	血管彎度過高不建議使用。
5215	傑思禁血栓旋切導管 JETSTREAM ATHERECTOMY CATHETER XC 2.4MM /3.4MM AS:BOSTON 112266-003	JETSTREAM ATHERECTOMY CATHETER XC 2.4MM /3.4MM AS:BOSTON 112266-003	中、重度鈣化血管會重覆阻塞，已無法使用健保給付之氣球擴張導管及支架治療，故需要此產品將鈣化部分清除。	Atherectomy有可能掉落碎屑造成遠端血管阻塞。	Jetstream 能360度清除血管鈣化部位，更有效、安全及節省時間。	無健保給付品比較	142000	CTZ029289001	血管彎度過高不建議使用。
5216	血倍去封合止血貼片 HEMOPATCH SEALING HEMOSTAT 45X45MM AS:BAXTER 1505182	HEMOPATCH SEALING HEMOSTAT 45X45MM AS:BAXTER 1505182	擬在按壓、結紮術止血法或傳統的止血方式都無法有效控制出血或不能實行時，用作外科手術中的止血輔助物。	用於已知對牛蛋白或亮藍（FD&C 藍色 1 號，藍色 1 號）過敏的患者，可能會有過敏反應。	擬在按壓、結紮術止血法或傳統的止血方式都無法有效控制出血或不能實行時，用作外科手術中的止血輔助物。	止血時間長，且移除後有再出血的疑慮。 Hemopatch：1.可牢固的附著於組織上。2.有柔韌性的設計。(柔韌性的Collagen方便手術中操作)3.快速有效的止血。	9400	TTZ028015002	1.本品不能使用在搏動、嚴重出血的部位。2.當有進展中之感染時，不宜使用本品。
5217	血倍去封合止血貼片 HEMOPATCH SEALING HEMOSTAT 45X90MM AS:BAXTER 1505181	HEMOPATCH SEALING HEMOSTAT 45X90MM AS:BAXTER 1505181	擬在按壓、結紮術止血法或傳統的止血方式都無法有效控制出血或不能實行時，用作外科手術中的止血輔助物。	用於已知對牛蛋白或亮藍（FD&C 藍色 1 號，藍色 1 號）過敏的患者，可能會有過敏反應。	擬在按壓、結紮術止血法或傳統的止血方式都無法有效控制出血或不能實行時，用作外科手術中的止血輔助物。	止血時間長，且移除後有再出血的疑慮。 Hemopatch：1.可牢固的附著於組織上。2.有柔韌性的設計。(柔韌性的Collagen方便手術中操作)3.快速有效的止血。	16450	TTZ028015003	1.本品不能使用在搏動、嚴重出血的部位。2.當有進展中之感染時，不宜使用本品。
5218	帝凱斯電燒導管 7F, CURVE :65MM, TIP ELECTRODE:3.5MM,SPACING:2-5-2MM AS:SJM PN-004 065	TACTICATH QUARTZ CONTACT FORCE ABLATION CATHETER 7F, CURVE :65MM,TIP ELECTRODE: 3.5MM,SPACING:2-5-2MM AS:SJM PN-004 065	應用在心房纖維顫動之心律不整電燒灼手術。	空氣栓塞 心包炎 麻醉反應 心包積液 主動脈。右心房?管 膈神經損害，包括膈肌麻痺 心律失常，心動過緩和心動過速 胸腔積液 房室?管 肺炎 心臟穿孔/心包填塞 氣胸 心臟血栓栓塞	本導管配有三軸向之感光壓力感應器，可將目標位置偵測到的壓力訊息發送到 TactiSys 系統主機，於手術中能偵測壓力數據並提供電燒治療，增加手術安全性。	無	136000	CXZ027856001	無
5219	帝凱斯電燒導管 7F, CURVE :75MM, TIP ELECTRODE:3.5MM,SPACING:2-5-2MM AS:SJM PN-004 075	TACTICATH QUARTZ CONTACT FORCE ABLATION CATHETER 7F, CURVE :75MM,TIP ELECTRODE: 3.5MM,SPACING:2-5-2MM AS:SJM PN-004 075	應用在心房纖維顫動之心律不整電燒灼手術。	空氣栓塞 心包炎 麻醉反應 心包積液 主動脈。右心房?管 膈神經損害，包括膈肌麻痺 心律失常，心動過緩和心動過速 胸腔積液 房室?管 肺炎 心臟穿孔/心包填塞 氣胸 心臟血栓栓塞	本導管配有三軸向之感光壓力感應器，可將目標位置偵測到的壓力訊息發送到 TactiSys 系統主機，於手術中能偵測壓力數據並提供電燒治療，增加手術安全性。	無	136000	CXZ027856001	無

5220	寇托思骨填充複合材料(含操作工具) CORTOSS BONE AUGMENTATION MATERIAL 10CC AS:ORTHOVITA 2101-0000+2110-0031	CORTOSS BONE AUGMENTATION MATERIAL 10CC AS:ORTHOVITA 2101-0000+2110-0031	Cortoss 是一種用於增強椎體結構、使用上更安全且符合生物力學以及優異的生物特性的骨填充複合材料，對於操作者及病人不會有毒性的影響。可改變未來椎體壓迫性骨折的治療方式，使患者獲得更好的疼痛緩解，減少住院治療和得到更好的生活品質。	用於椎體擴增有一種或多種下列併發症，?漏於骨頭外、栓塞、疼痛或不舒服由於神經根的 影響/損壞、過敏反應或感染。	引發生物活性反應-能與骨質直接連接、更佳的親水性、與人體骨骼的生物力學特性相似。	具有良好的控制性 、更好的顯影效果、穩定一致的粘稠度 、無熱毒性及單體毒性。	73000	FBZ026163001	避免組織的?含物流入本產品成分中而影響材料的性質。小心本產品的材料過度注滿椎體和螺釘洞中，導致多餘材料遍及於治療區域。
5221	荷美敷高黏度組織黏著劑 0.8克 TISSUEAID HIGH VISCOSITY TISSUE ADHESIVEAS:TISSUE AID PT0015	TISSUEAID HIGH VISCOSITY TISSUE ADHESIVEAS:TISSUE AID PT0015	手術後傷口不易感染且方便護理，不須換藥，可淋浴，減少疤痕，免拆線。	已知對氰基丙烯酸酯(cyanoacrylate)或甲醛(formaldehyde)過敏知患者禁用。	1.單一滅菌包裝，附加2顆塗抹器替換，塗抹器為棉頭，方便塗抹均勻。2.快乾，縫短手術中縫合傷口時間。3.免拆線省時間。4.傷口不易感染。5.減少疤痕美觀。6.不須換藥，可淋浴好照護。	無	3000	WDY004663001	1.感染傷口禁用。2.不應接觸眼睛或皮膚以下組織。3.水分會加速本產品聚合，可能影響傷口閉合效果。使用前請已乾紗布輕拍傷口表面，以確保傷口乾燥。4.請勿使用於黏膜表面與皮膚的接合處(例如:口腔、唇...)及可能經常接觸體液及毛髮濃密處(例如:頭皮...)之皮膚。
5222	印鵬全踝系統 溝形距骨圓頂 TALAR DOME #1 SULCUS AS:WRIGHT 220220901	INBONE TATAL ANKLE SYSTEM TALAR DOME #1 SULCUS AS:WRIGHT 220220901	102年11月兼物共同擬訂會議結論：考量本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高，更增加後續處置的困難度，故不同意納入健保給付。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用，目的是減輕踝關節疼痛、恢復對位、和替代踝部關節的屈曲及伸展運動，來恢復病患的部分行動力，適用於嚴重風濕性關節炎、受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	68000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
5223	印鵬全踝系統 高分子襯墊 POLY SZ1+6MM SULCUS AS:WRIGHT 220222106E	INBONE TATAL ANKLE SYSTEM POLY SZ1+6MM SULCUS AS:WRIGHT 220222106E	102年11月兼物共同擬訂會議結論：考量本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高，更增加後續處置的困難度，故不同意納入健保給付。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用，目的是減輕踝關節疼痛、恢復對位、和替代踝部關節的屈曲及伸展運動，來恢復病患的部分行動力，適用於嚴重風濕性關節炎、受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
5224	印鵬全踝系統 高分子襯墊 POLY SZ1+8MM SULCUS AS:WRIGHT 220222108E	INBONE TATAL ANKLE SYSTEM POLY SZ1+8MM SULCUS AS:WRIGHT 220222108E	102年11月兼物共同擬訂會議結論：考量本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高，更增加後續處置的困難度，故不同意納入健保給付。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用，目的是減輕踝關節疼痛、恢復對位、和替代踝部關節的屈曲及伸展運動，來恢復病患的部分行動力，適用於嚴重風濕性關節炎、受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
5225	印鵬全踝系統 高分子襯墊 POLY SZ1+10MM SULCUS AS:WRIGHT 220222110E	INBONE TATAL ANKLE SYSTEM POLY SZ1+10MM SULCUS AS:WRIGHT 220222110E	102年11月兼物共同擬訂會議結論：考量本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高，更增加後續處置的困難度，故不同意納入健保給付。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用，目的是減輕踝關節疼痛、恢復對位、和替代踝部關節的屈曲及伸展運動，來恢復病患的部分行動力，適用於嚴重風濕性關節炎、受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
5226	印鵬全踝系統 高分子襯墊 POLY SZ1+12MM SULCUS AS:WRIGHT 220222112E	INBONE TATAL ANKLE SYSTEM POLY SZ1+12MM SULCUS AS:WRIGHT 220222112E	102年11月兼物共同擬訂會議結論：考量本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高，更增加後續處置的困難度，故不同意納入健保給付。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用，目的是減輕踝關節疼痛、恢復對位、和替代踝部關節的屈曲及伸展運動，來恢復病患的部分行動力，適用於嚴重風濕性關節炎、受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
5227	印鵬全踝系統 高分子襯墊 POLY SZ1+14MM SULCUS AS:WRIGHT 220222114E	INBONE TATAL ANKLE SYSTEM POLY SZ1+14MM SULCUS AS:WRIGHT 220222114E	102年11月兼物共同擬訂會議結論：考量本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高，更增加後續處置的困難度，故不同意納入健保給付。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用，目的是減輕踝關節疼痛、恢復對位、和替代踝部關節的屈曲及伸展運動，來恢復病患的部分行動力，適用於嚴重風濕性關節炎、受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
5228	印鵬全踝系統 高分子襯墊 POLY SZ1+16MM SULCUS AS:WRIGHT 220222116E	INBONE TATAL ANKLE SYSTEM POLY SZ1+16MM SULCUS AS:WRIGHT 220222116E	102年11月兼物共同擬訂會議結論：考量本特材之臨床療效並未明顯優於現行之踝關節融合(固定)術，且日後再作踝關節固定術之比率極高，更增加後續處置的困難度，故不同意納入健保給付。	假體的選擇、放置、就位或固定不當，可能導致不正常的應力狀況，而導致假體使用壽命縮短。	本產品用於全踝關節置換手術使用，目的是減輕踝關節疼痛、恢復對位、和替代踝部關節的屈曲及伸展運動，來恢復病患的部分行動力，適用於嚴重風濕性關節炎、受傷後或變形關節之嚴重關節損傷。	適用於踝關節融合術，將踝關節固定融合，以達到疼痛緩解，手術一個人情況需要使用數根釘子，此類釘子頭部不會埋入骨頭內，病患較容易有異物感。	41000	FBZ022394001	患者應被警告限制活動，避免修復關節不合理負重。
5229	纜線夾縮和骨板系統 TROCHANTERIC GRIP SHORT 50MM AS:KINAMED 35-200-1010	SUPERCABLE GRIP AND PLATE SYSTEM TROCHANTERIC GRIP SHORT 50MM AS:KINAMED 35-200-1010	將本產品與斷骨或截斷骨塊相連而進行固定。用於：1.外傷引起的長骨骨折修復或重建。2.全髖關節成型術中的大轉子復位，關節表面成型術、及其他涉及之轉子切骨術。	植入物可能會使病患有異物感。	1.鈦金屬材質，與市面不鏽鋼組件相比生物相容性較高。2.螺釘孔洞距有互鎖式螺釘設計，固定力較強。3.設計為生理解剖型骨板，較市面骨板符合股骨取率。	1.本產品採用鈦合金屬設計，生物相容性較傳統不鏽鋼為佳。2.本產品設計螺釘孔洞可搭配互鎖式螺釘，固定力較傳統加壓式螺釘強。3.設計為生理解剖型骨板，較市面骨板符合股骨曲率。4.位移/延遲癒合比例低，復原程度高。	84000	FBZ027412001	1.需由專業骨科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。
5230	纜線夾縮和骨板系統 TROCHANTERIC GRIP 2 HOLE PLATE 135MM AS:KINAMED 35-200-1020	SUPERCABLE GRIP AND PLATE SYSTEM TROCHANTERIC GRIP 2 HOLE PLATE 135MM AS:KINAMED 35-200-1020	將本產品與斷骨或截斷骨塊相連而進行固定。用於：1.外傷引起的長骨骨折修復或重建。2.全髖關節成型術中的大轉子復位，關節表面成型術、及其他涉及之轉子切骨術。	植入物可能會使病患有異物感。	1.鈦金屬材質，與市面不鏽鋼組件相比生物相容性較高。2.螺釘孔洞距有互鎖式螺釘設計，固定力較強。3.設計為生理解剖型骨板，較市面骨板符合股骨取率。	1.本產品採用鈦合金屬設計，生物相容性較傳統不鏽鋼為佳。2.本產品設計螺釘孔洞可搭配互鎖式螺釘，固定力較傳統加壓式螺釘強。3.設計為生理解剖型骨板，較市面骨板符合股骨曲率。4.位移/延遲癒合比例低，復原程度高。	84000	FBZ027412001	1.需由專業骨科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。
5231	纜線夾縮和骨板系統 TROCHANTERIC GRIP 4 HOLE PLATE 190MM AS:KINAMED 35-200-1030	SUPERCABLE GRIP AND PLATE SYSTEM TROCHANTERIC GRIP 4 HOLE PLATE 190MM AS:KINAMED 35-200-1030	將本產品與斷骨或截斷骨塊相連而進行固定。用於：1.外傷引起的長骨骨折修復或重建。2.全髖關節成型術中的大轉子復位，關節表面成型術、及其他涉及之轉子切骨術。	植入物可能會使病患有異物感。	1.鈦金屬材質，與市面不鏽鋼組件相比生物相容性較高。2.螺釘孔洞距有互鎖式螺釘設計，固定力較強。3.設計為生理解剖型骨板，較市面骨板符合股骨取率。	1.本產品採用鈦合金屬設計，生物相容性較傳統不鏽鋼為佳。2.本產品設計螺釘孔洞可搭配互鎖式螺釘，固定力較傳統加壓式螺釘強。3.設計為生理解剖型骨板，較市面骨板符合股骨曲率。4.位移/延遲癒合比例低，復原程度高。	84000	FBZ027412001	1.需由專業骨科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。
5232	纜線夾縮和骨板系統 CABLE PLATE 6 HOLE 185MM AS:KINAMED 35-220-1010	SUPERCABLE GRIP AND PLATE SYSTEM CABLE PLATE 6 HOLE 185MM AS:KINAMED 35-220-1010	將本產品與斷骨或截斷骨塊相連而進行固定。用於：1.外傷引起的長骨骨折修復或重建。2.全髖關節成型術中的大轉子復位，關節表面成型術、及其他涉及之轉子切骨術。	植入物可能會使病患有異物感。	1.鈦金屬材質，與市面不鏽鋼組件相比生物相容性較高。2.螺釘孔洞距有互鎖式螺釘設計，固定力較強。3.設計為生理解剖型骨板，較市面骨板符合股骨取率。	1.本產品採用鈦合金屬設計，生物相容性較傳統不鏽鋼為佳。2.本產品設計螺釘孔洞可搭配互鎖式螺釘，固定力較傳統加壓式螺釘強。3.設計為生理解剖型骨板，較市面骨板符合股骨曲率。4.位移/延遲癒合比例低，復原程度高。	84000	FBZ027412002	1.需由專業骨科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。
5233	纜線夾縮和骨板系統 CABLE PLATE 8 HOLE STRAIGHT 240MM AS:KINAMED 35-220-2010	SUPERCABLE GRIP AND PLATE SYSTEM CABLE PLATE 8 HOLE STRAIGHT 240MM AS:KINAMED 35-220-2010	將本產品與斷骨或截斷骨塊相連而進行固定。用於：1.外傷引起的長骨骨折修復或重建。2.全髖關節成型術中的大轉子復位，關節表面成型術、及其他涉及之轉子切骨術。	植入物可能會使病患有異物感。	1.鈦金屬材質，與市面不鏽鋼組件相比生物相容性較高。2.螺釘孔洞距有互鎖式螺釘設計，固定力較強。3.設計為生理解剖型骨板，較市面骨板符合股骨取率。	1.本產品採用鈦合金屬設計，生物相容性較傳統不鏽鋼為佳。2.本產品設計螺釘孔洞可搭配互鎖式螺釘，固定力較傳統加壓式螺釘強。3.設計為生理解剖型骨板，較市面骨板符合股骨曲率。4.位移/延遲癒合比例低，復原程度高。	84000	FBZ027412002	1.需由專業骨科醫師使用。2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。
5234	史賽克沖洗導管 STRYKER SUCTION IRRIGATION AS:STRYKER 5450-850-003	STRYKER SUCTION IRRIGATION AS:STRYKER 5450-850-003	專用於超音波骨刀之沖洗管引流體外廢液並降低出血量，及術後所產生之併發症。	無	專用於超音波骨刀之沖洗管引流體外廢液。	無	6075	TKY008509001	此為單次拋棄式組件，勿重消使用。
5235	史拜史庫柏數位通道與遞送導管 工作長度:214公分 AS:BOSTON SCIENTIFIC M00546600	SPYSCOPEDSACCESS AND DELIVERY CATHETER LENGTH 214CM AS:BOSTON SCIENTIFIC M00546600	本產品是僅供單次使用的無菌內視鏡，可將配件遞送至胰膽管解剖部位的目標位置，並可於連接至Spyglass DS Digital Controller (本產品不包含)時顯示即時影像。	本裝置的相關使用禁忌症包括：1.從醫學角度判斷，不能進行 ERCP 的病人。2.與內視鏡下胰膽管診查和插管相關的特定禁忌症。	本產品專為胰膽管(包括肝管)系統的內視鏡手術過程的診療應用提供直接顯像，並引導光學和附件裝置的操作。	本產品專為胰膽管(包括肝管)系統的內視鏡手術過程的診療應用提供直接顯像，並引導光學和附件裝置的操作。	73100	CGZ027931001	1.本產品只能與Spyglass DS Digital Controller配合使用，連接至其他裝置可能會導致裝置受損或財產損失，也可能導致操作人員受傷。2.使用十二指腸內視鏡鑷鉗器過度彎曲本產品的較接部分可能會導致較接部分斷裂和扭結。請勿使用十二指腸內視鏡鑷鉗器過度彎曲較接部分。
5236	都卜勒血流監測系統長探頭 DOPPLER COOK-SWARTZ LONG CUFF AS:COOK DP-SDP002	DOPPLER BLOOD FLOW MORNITORING SYSTEM COOK-SWARTZ LONG CUFF AS:COOK DP-SDP002	在介入式血管手術過程中，以及血管微細重建過程的術後的再植入，和游離組織瓣移植，監測血流。	無	植入式監控探頭，提高皮瓣存活率	無類似產品	30750	FLZ024866001	避免在靠近都卜勒血流監測儀(DP-M350)或延長導線附近施加電外科手術能量以免監測儀受損。

5237	都卜勒血流監測系統標準探頭 DOPPLER COOK-SWARTZ STANDARD CUFF AS:COOK DP-SDP001	DOPPLER BLOOD FLOW MORNITORING SYSTEM COOK-SWARTZ STANDARD CUFF AS:COOK DP-SDP001	在介入式血管手術過程中，以及血管微細重建過程的術後的再植入、和游離組織瓣移植，監測血流。	無	植入式監控探頭，提高皮瓣存活率	無類似產品	30750	FLZ024866001	避免在靠近都卜勒血流監測儀(DP-M350)或延長導線附近施加電外科手術能量以免監測儀受損。
5238	股脛骨鎖定釘系統 T2 NAILING FEMORAL NAIL R1.5 9X320MM AS:STRYKER 1828-0932S	T2 NAILING FEMORAL NAIL R1.5 9X320MM AS:STRYKER 1828-0932S	主要用於開放和閉合的股骨骨折、假關節及矯正截骨術、病理性及預臨病理性骨折 和腫瘤切除術、肱骨髁上骨折包含骨關節內移位、同側股骨骨折、全人工膝關節近 端骨折、遠端髁關節骨骨折、癒合不良或不接合。	植入術後病人發生材料過敏性反應的病例少有報導，其定論有待進一步臨床評估。	讓使用者可以簡單操作。材質韌性強減少手術失敗風險。	此產品材質為Ti6Al4V，韌性比一般健保品所用之不銹鋼更好。	82400	FBZ026901001	未 標示無菌產品是非無菌的。再拆封之前要注意檢查包裝是否完好，保存期限是否已過，若包裝有裂 縫或過有效期，該產品應視為非無菌產品，應防止產品被污染。
5239	股脛骨鎖定釘系統 T2 NAILING FEMORAL NAIL R1.5 9X340MM AS:STRYKER 1828-0934S	T2 NAILING FEMORAL NAIL R1.5 9X340MM AS:STRYKER 1828-0934S	主要用於開放和閉合的股骨骨折、假關節及矯正截骨術、病理性及預臨病理性骨折 和腫瘤切除術、肱骨髁上骨折包含骨關節內移位、同側股骨骨折、全人工膝關節近 端骨折、遠端髁關節骨骨折、癒合不良或不接合。	植入術後病人發生材料過敏性反應的病例少有報導，其定論有待進一步臨床評估。	讓使用者可以簡單操作。材質韌性強減少手術失敗風險。	此產品材質為Ti6Al4V，韌性比一般健保品所用之不銹鋼更好。	82400	FBZ026901001	未 標示無菌產品是非無菌的。再拆封之前要注意檢查包裝是否完好，保存期限是否已過，若包裝有裂 縫或過有效期，該產品應視為非無菌產品，應防止產品被污染。
5240	股脛骨鎖定釘系統 T2 NAILING FEMORAL NAIL R1.5 9X360MM AS:STRYKER 1828-0936S	T2 NAILING FEMORAL NAIL R1.5 9X360MM AS:STRYKER 1828-0936S	主要用於開放和閉合的股骨骨折、假關節及矯正截骨術、病理性及預臨病理性骨折 和腫瘤切除術、肱骨髁上骨折包含骨關節內移位、同側股骨骨折、全人工膝關節近 端骨折、遠端髁關節骨骨折、癒合不良或不接合。	植入術後病人發生材料過敏性反應的病例少有報導，其定論有待進一步臨床評估。	讓使用者可以簡單操作。材質韌性強減少手術失敗風險。	此產品材質為Ti6Al4V，韌性比一般健保品所用之不銹鋼更好。	82400	FBZ026901001	未 標示無菌產品是非無菌的。再拆封之前要注意檢查包裝是否完好，保存期限是否已過，若包裝有裂 縫或過有效期，該產品應視為非無菌產品，應防止產品被污染。
5241	股脛骨鎖定釘系統 T2 NAILING FEMORAL NAIL R1.5 9X380MM AS:STRYKER 1828-0938S	T2 NAILING FEMORAL NAIL R1.5 9X380MM AS:STRYKER 1828-0938S	主要用於開放和閉合的股骨骨折、假關節及矯正截骨術、病理性及預臨病理性骨折 和腫瘤切除術、肱骨髁上骨折包含骨關節內移位、同側股骨骨折、全人工膝關節近 端骨折、遠端髁關節骨骨折、癒合不良或不接合。	植入術後病人發生材料過敏性反應的病例少有報導，其定論有待進一步臨床評估。	讓使用者可以簡單操作。材質韌性強減少手術失敗風險。	此產品材質為Ti6Al4V，韌性比一般健保品所用之不銹鋼更好。	82400	FBZ026901001	未 標示無菌產品是非無菌的。再拆封之前要注意檢查包裝是否完好，保存期限是否已過，若包裝有裂 縫或過有效期，該產品應視為非無菌產品，應防止產品被污染。
5242	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #6-9MM AS:STRYKER 5530-G-609	TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #6-9MM AS:STRYKER 5530-G-609	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎。	無	解剖型曲率半徑，高屈曲曲率，旋轉弧度，股骨後髁形態，解剖型的髕股關節軌跡，使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積。	有效的降低磨損延長假體使用時間。	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用。
5243	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #6-11MM AS:STRYKER 5530-G-611	TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #6-11MM AS:STRYKER 5530-G-611	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎。	無	解剖型曲率半徑，高屈曲曲率，旋轉弧度，股骨後髁形態，解剖型的髕股關節軌跡，使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積。	有效的降低磨損延長假體使用時間。	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用。
5244	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #6-13MM AS:STRYKER 5530-G-613	TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #6-13MM AS:STRYKER 5530-G-613	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎。	無	解剖型曲率半徑，高屈曲曲率，旋轉弧度，股骨後髁形態，解剖型的髕股關節軌跡，使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積。	有效的降低磨損延長假體使用時間。	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用。
5245	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #6-16MM AS:STRYKER 5530-G-616	TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT #6-16MM AS:STRYKER 5530-G-616	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎。	無	解剖型曲率半徑，高屈曲曲率，旋轉弧度，股骨後髁形態，解剖型的髕股關節軌跡，使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積。	有效的降低磨損延長假體使用時間。	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用。
5246	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #6-9MM AS:STRYKER 5532-G-609	TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #6-9MM AS:STRYKER 5532-G-609	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎。	無	解剖型曲率半徑，高屈曲曲率，旋轉弧度，股骨後髁形態，解剖型的髕股關節軌跡，使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積。	有效的降低磨損延長假體使用時間。	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用。
5247	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #6-11MM AS:STRYKER 5532-G-611	TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #6-11MM AS:STRYKER 5532-G-611	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎。	無	解剖型曲率半徑，高屈曲曲率，旋轉弧度，股骨後髁形態，解剖型的髕股關節軌跡，使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積。	有效的降低磨損延長假體使用時間。	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用。
5248	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #6-13MM AS:STRYKER 5532-G-613	TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #6-13MM AS:STRYKER 5532-G-613	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎。	無	解剖型曲率半徑，高屈曲曲率，旋轉弧度，股骨後髁形態，解剖型的髕股關節軌跡，使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積。	有效的降低磨損延長假體使用時間。	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用。
5249	三項能整體高耐磨脛骨內墊 TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #6-16MM AS:STRYKER 5532-G-616	TRIATHLON PS X3 TIBIAL INSERT #6-16MM AS:STRYKER 5532-G-616	非炎性退化性關節疾病（包括骨關節炎、創傷性關節炎或缺血性壞死）類風濕性關節炎或創傷後關節炎。	無	解剖型曲率半徑，高屈曲曲率，旋轉弧度，股骨後髁形態，解剖型的髕股關節軌跡，使得Triathlon膝關節系統在整個活動過程中可以保持足夠的接觸面積。	有效的降低磨損延長假體使用時間。	59600	FBZ025597002	該植入物僅供單次性使用。
5250	派克導管 (螺旋) TURNPIKE SPIRAL CATHETER 135CM AS:VASCULAR SOLUTIONS 5640	TURNPIKE SPIRAL CATHETER 135CM AS:VASCULAR SOLUTIONS 5640	本案特材價格昂貴,對健保財務衝擊大，且對於嚴重冠狀動脈阻塞的病人，另有外科術治療可選擇，故不納入健保給付。	血管穿孔/血管破裂/感染/高血壓/低血壓/	幹身結構有新設計及穿透力強可通過之病灶。	目前無健保品項	27100	CGZ027433001	禁止用於直徑小於1mm血管
5251	派克導管 (螺旋) TURNPIKE SPIRAL CATHETER 150CM AS:VASCULAR SOLUTIONS 5641	TURNPIKE SPIRAL CATHETER 150CM AS:VASCULAR SOLUTIONS 5641	本案特材價格昂貴,對健保財務衝擊大，且對於嚴重冠狀動脈阻塞的病人，另有外科術治療可選擇，故不納入健保給付。	血管穿孔/血管破裂/感染/高血壓/低血壓/	幹身結構有新設計及穿透力強可通過之病灶。	目前無健保品項	27100	CGZ027433001	禁止用於直徑小於1mm血管
5252	派克導管 TURNPIKE CATHETER 135CM AS:VASCULAR SOLUTIONS 5642	TURNPIKE CATHETER 135CM AS:VASCULAR SOLUTIONS 5642	本案特材價格昂貴,對健保財務衝擊大，且對於嚴重冠狀動脈阻塞的病人，另有外科術治療可選擇，故不納入健保給付。	血管穿孔/血管破裂/感染/高血壓/低血壓/	幹身結構有新設計及穿透力強可通過之病灶。	目前無健保品項	27100	CGZ027433001	禁止用於直徑小於1mm血管
5253	派克導管 TURNPIKE CATHETER 150CM AS:VASCULAR SOLUTIONS 5643	TURNPIKE CATHETER 150CM AS:VASCULAR SOLUTIONS 5643	本案特材價格昂貴,對健保財務衝擊大，且對於嚴重冠狀動脈阻塞的病人，另有外科術治療可選擇，故不納入健保給付。	血管穿孔/血管破裂/感染/高血壓/低血壓/	幹身結構有新設計及穿透力強可通過之病灶。	目前無健保品項	27100	CGZ027433001	禁止用於直徑小於1mm血管
5254	派克導管 (末端渡金導管) TURNPIKE CATHETER (GOLD TIP) 135CM AS:VASCULAR SOLUTIONS 5621	TURNPIKE CATHETER (GOLD TIP) 135CM AS:VASCULAR SOLUTIONS 5621	本案特材價格昂貴,對健保財務衝擊大，且對於嚴重冠狀動脈阻塞的病人，另有外科術治療可選擇，故不納入健保給付。	血管穿孔/血管破裂/感染/高血壓/低血壓/	幹身結構有新設計及穿透力強可通過之病灶。	目前無健保品項	40000	CGZ027433002	禁止用於直徑小於1mm血管
5255	派克導管 (小剖面導管) TURNPIKE CATHETER (LOW PROFILE) 135CM AS:VASCULAR SOLUTIONS 5638	TURNPIKE CATHETER (LOW PROFILE) 135CM AS:VASCULAR SOLUTIONS 5638	本案特材價格昂貴,對健保財務衝擊大，且對於嚴重冠狀動脈阻塞的病人，另有外科術治療可選擇，故不納入健保給付。	血管穿孔/血管破裂/感染/高血壓/低血壓/	幹身結構有新設計及穿透力強可通過之病灶。	目前無健保品項	27100	CGZ027433003	禁止用於直徑小於1mm血管
5256	派克導管 (小剖面導管) TURNPIKE CATHETER (LOW PROFILE) 150CM AS:VASCULAR SOLUTIONS 5639	TURNPIKE CATHETER (LOW PROFILE) 150CM AS:VASCULAR SOLUTIONS 5639	本案特材價格昂貴,對健保財務衝擊大，且對於嚴重冠狀動脈阻塞的病人，另有外科術治療可選擇，故不納入健保給付。	血管穿孔/血管破裂/感染/高血壓/低血壓/	幹身結構有新設計及穿透力強可通過之病灶。	目前無健保品項	27100	CGZ027433003	禁止用於直徑小於1mm血管
5257	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT XSML SZ3 AS:ZIMMER 159790	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT XSML SZ3 AS:ZIMMER 159790	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損。活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5258	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT XSML SZ4 AS:ZIMMER 159791	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT XSML SZ4 AS:ZIMMER 159791	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損。活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。

5259	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT XSML SZ5 AS:ZIMMER 159792	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT XSML SZ5 AS:ZIMMER 159792	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5260	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT XSML SZ6 AS:ZIMMER 159793	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT XSML SZ6 AS:ZIMMER 159793	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5261	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT XSML SZ7 AS:ZIMMER 159794	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT XSML SZ7 AS:ZIMMER 159794	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5262	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT XSML SZ8 AS:ZIMMER 159795	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT XSML SZ8 AS:ZIMMER 159795	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5263	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT XSML SZ9 AS:ZIMMER 159796	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT XSML SZ9 AS:ZIMMER 159796	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5264	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT SML SZ3 AS:ZIMMER 159540	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT SML SZ3 AS:ZIMMER 159540	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5265	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT SML SZ4 AS:ZIMMER 159541	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT SML SZ4 AS:ZIMMER 159541	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5266	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT SML SZ5 AS:ZIMMER 159542	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT SML SZ5 AS:ZIMMER 159542	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5267	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT SML SZ6 AS:ZIMMER 159543	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT SML SZ6 AS:ZIMMER 159543	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5268	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT SML SZ7 AS:ZIMMER 159544	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT SML SZ7 AS:ZIMMER 159544	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5269	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT SML SZ8 AS:ZIMMER 159545	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT SML SZ8 AS:ZIMMER 159545	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5270	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT SML SZ9 AS:ZIMMER 159546	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT SML SZ9 AS:ZIMMER 159546	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5271	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT MED SZ3 AS:ZIMMER 159547	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT MED SZ3 AS:ZIMMER 159547	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5272	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT MED SZ4 AS:ZIMMER 159548	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT MED SZ4 AS:ZIMMER 159548	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5273	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT MED SZ5 AS:ZIMMER 159549	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT MED SZ5 AS:ZIMMER 159549	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5274	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT MED SZ6 AS:ZIMMER 159550	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT MED SZ6 AS:ZIMMER 159550	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5275	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT MED SZ7 AS:ZIMMER 159551	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT MED SZ7 AS:ZIMMER 159551	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5276	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT MED SZ8 AS:ZIMMER 159552	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT MED SZ8 AS:ZIMMER 159552	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5277	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT MED SZ9 AS:ZIMMER 159553	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT MED SZ9 AS:ZIMMER 159553	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。

5278	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT LRG SZ3 AS:ZIMMER 159554	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT LRG SZ3 AS:ZIMMER 159554	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5279	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT LRG SZ4 AS:ZIMMER 159555	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT LRG SZ4 AS:ZIMMER 159555	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5280	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT LRG SZ5 AS:ZIMMER 159556	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT LRG SZ5 AS:ZIMMER 159556	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5281	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT LRG SZ6 AS:ZIMMER 159557	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT LRG SZ6 AS:ZIMMER 159557	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5282	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT LRG SZ7 AS:ZIMMER 159558	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT LRG SZ7 AS:ZIMMER 159558	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5283	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT LRG SZ8 AS:ZIMMER 159559	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT LRG SZ8 AS:ZIMMER 159559	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5284	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT LRG SZ9 AS:ZIMMER 159560	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT LRG SZ9 AS:ZIMMER 159560	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5285	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT XLRG SZ3 AS:ZIMMER 159561	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT XLRG SZ3 AS:ZIMMER 159561	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5286	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT XLRG SZ4 AS:ZIMMER 159562	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT XLRG SZ4 AS:ZIMMER 159562	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5287	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT XLRG SZ5 AS:ZIMMER 159563	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT XLRG SZ5 AS:ZIMMER 159563	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5288	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT XLRG SZ6 AS:ZIMMER 159564	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT XLRG SZ6 AS:ZIMMER 159564	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5289	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT XLRG SZ7 AS:ZIMMER 159565	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT XLRG SZ7 AS:ZIMMER 159565	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5290	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT XLRG SZ8 AS:ZIMMER 159566	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT XLRG SZ8 AS:ZIMMER 159566	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5291	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT XLRG SZ9 AS:ZIMMER 159567	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE LT XLRG SZ9 AS:ZIMMER 159567	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5292	單側人工膝關節墊片 OXFORD UNI X SML ANATOMIC BRG RT 3MM AS:ZIMMER 160790	OXFORD UNI X SML ANATOMIC BRG RT 3MM AS:ZIMMER 160790	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5293	單側人工膝關節墊片 OXFORD UNI ANAT BRG UHMWPE 4MM RT X SML AS:ZIMMER 160791	OXFORD UNI ANAT BRG UHMWPE 4MM RT X SML AS:ZIMMER 160791	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5294	單側人工膝關節墊片 OXFORD UNI X SML ANATOMIC BRG RT 5MM AS:ZIMMER 160792	OXFORD UNI X SML ANATOMIC BRG RT 5MM AS:ZIMMER 160792	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5295	單側人工膝關節墊片 OXFORD UNI X SML ANATOMIC BRG RT 6MM AS:ZIMMER 160793	OXFORD UNI X SML ANATOMIC BRG RT 6MM AS:ZIMMER 160793	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5296	單側人工膝關節墊片 OXFORD UNI X SML ANATOMIC BRG RT 7MM AS:ZIMMER 160794	OXFORD UNI X SML ANATOMIC BRG RT 7MM AS:ZIMMER 160794	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損，活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。

5297	單側人工膝關節墊片 OXFORD UNI X SML ANATOMIC BRG RT 8MM AS:ZIMMER 160795	OXFORD UNI X SML ANATOMIC BRG RT 8MM AS:ZIMMER 160795	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損、活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5298	單側人工膝關節墊片 OXFORD UNI X SML ANATOMIC BRG RT 9MM AS:ZIMMER 160796	OXFORD UNI X SML ANATOMIC BRG RT 9MM AS:ZIMMER 160796	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損、活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5299	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT SML SZ 3 AS:ZIMMER 159568	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT SML SZ 3 AS:ZIMMER 159568	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損、活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5300	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT SML SZ 4 AS:ZIMMER 159569	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT SML SZ 4 AS:ZIMMER 159569	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損、活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5301	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT SML SZ 5 AS:ZIMMER 159570	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT SML SZ 5 AS:ZIMMER 159570	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損、活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5302	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT SML SZ 6 AS:ZIMMER 159571	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT SML SZ 6 AS:ZIMMER 159571	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損、活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5303	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT SML SZ 7 AS:ZIMMER 159572	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT SML SZ 7 AS:ZIMMER 159572	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損、活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5304	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT SML SZ 8 AS:ZIMMER 159573	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT SML SZ 8 AS:ZIMMER 159573	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損、活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5305	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT SML SZ 9 AS:ZIMMER 159574	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT SML SZ 9 AS:ZIMMER 159574	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損、活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5306	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT MED SZ 3 AS:ZIMMER 159575	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT MED SZ 3 AS:ZIMMER 159575	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損、活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5307	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT MED SZ 4 AS:ZIMMER 159576	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT MED SZ 4 AS:ZIMMER 159576	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損、活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5308	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT MED SZ 5 AS:ZIMMER 159577	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT MED SZ 5 AS:ZIMMER 159577	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損、活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5309	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT MED SZ 6 AS:ZIMMER 159578	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT MED SZ 6 AS:ZIMMER 159578	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損、活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5310	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT MED SZ 7 AS:ZIMMER 159579	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT MED SZ 7 AS:ZIMMER 159579	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損、活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5311	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT MED SZ 8 AS:ZIMMER 159580	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT MED SZ 8 AS:ZIMMER 159580	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損、活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5312	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT MED SZ 9 AS:ZIMMER 159581	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT MED SZ 9 AS:ZIMMER 159581	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損、活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5313	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT LRG SZ 3 AS:ZIMMER 159582	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT LRG SZ 3 AS:ZIMMER 159582	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損、活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5314	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT LRG SZ 4 AS:ZIMMER 159583	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT LRG SZ 4 AS:ZIMMER 159583	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損、活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5315	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT LRG SZ 5 AS:ZIMMER 159584	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT LRG SZ 5 AS:ZIMMER 159584	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損、活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。

5316	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANATMEN BRG UHMWPE RT LRG SZ 6 AS:ZIMMER 159585	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT LRG SZ 6 AS:ZIMMER 159585	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損、活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5317	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANATMEN BRG UHMWPE RT LRG SZ 7 AS:ZIMMER 159586	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT LRG SZ 7 AS:ZIMMER 159586	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損、活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5318	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANATMEN BRG UHMWPE RT LRG SZ 8 AS:ZIMMER 159587	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT LRG SZ 8 AS:ZIMMER 159587	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損、活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5319	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANATMEN BRG UHMWPE RT LRG SZ 9 AS:ZIMMER 159588	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT LRG SZ 9 AS:ZIMMER 159588	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損、活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5320	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANATMEN BRG UHMWPE RT XLRG SZ 3AS:ZIMMER 159589	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT XLRG SZ 3AS:ZIMMER 159589	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損、活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5321	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANATMEN BRG UHMWPE RT XLRG SZ4 AS:ZIMMER 159590	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT XLRG SZ4 AS:ZIMMER 159590	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損、活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5322	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANATMEN BRG UHMWPE RT XLRG SZ5 AS:ZIMMER 159591	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT XLRG SZ5 AS:ZIMMER 159591	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損、活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5323	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANATMEN BRG UHMWPE RT XLRG SZ6 AS:ZIMMER 159592	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT XLRG SZ6 AS:ZIMMER 159592	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損、活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5324	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANATMEN BRG UHMWPE RT XLRG SZ7 AS:ZIMMER 159593	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT XLRG SZ7 AS:ZIMMER 159593	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損、活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5325	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANATMEN BRG UHMWPE RT XLRG SZ8 AS:ZIMMER 159594	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT XLRG SZ8 AS:ZIMMER 159594	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損、活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5326	單側人工膝關節墊片 OXF PKS ANATMEN BRG UHMWPE RT XLRG SZ9 AS:ZIMMER 159595	OXF PKS ANAT MEN BRG UHMWPE RT XLRG SZ9 AS:ZIMMER 159595	本產品是設計用於骨關節炎或缺血性壞死，僅限於內側股骨和脛骨關節面的病患，植入時必須搭配骨水泥。	可能的麻醉相關風險、心血管疾患、對材料過敏反應、關節植入物的金屬與聚乙烯組件產生的顆粒性磨損碎屑與變色。	股骨脛骨球窩設計，墊片仿造半月板功能，採用活動式設計，因襯墊的設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，可大幅降低磨損、活動式的襯墊更符合人體工學。	因襯墊採用活動式設計可自由滑動，股骨部份不會在聚乙烯上滾動，比健保品更能大幅降低磨損且活動式的襯墊更符合人體工學。	65000	FBZ029939001	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5327	射頻電燒系統 拋棄式電極 RF GENERATOR DSIPOSABLE TC ELECTRODE 5CM 10PC/BX AS:COSMAN TCD-5-P	RF GENERATOR DSIPOSABLE TC ELECTRODE 5CM 10PC/BX AS:COSMAN TCD-5-P	本產品搭配 科士曼射頻電燒系統可產生大範圍燒灼體積，適用於椎間盤突，出與薦椎神經病變之治療，且此產品為拋棄式，可避免病人因重複使用而發生感染之風險。	無	本產品搭配 科士曼射頻電燒系統可產生大範圍燒灼體積，適用於椎間盤突出與薦椎神經病變之治療，且此產品為拋棄式，可避免病人因重複使用而發生感染之風險。	此產品為拋棄式，可避免病人因重複使用而發生感染之風險。	17500	TKZ025193001	此產品為單次使用，請勿重複使用，避免感染。
5328	射頻電燒系統 拋棄式電極 RF GENERATOR DSIPOSABLE TC ELECTRODE 10CM 10PC/BX AS:COSMAN TCD-10-P	RF GENERATOR DSIPOSABLE TC ELECTRODE 10CM 10PC/BX AS:COSMAN TCD-10-P	本產品搭配 科士曼射頻電燒系統可產生大範圍燒灼體積，適用於椎間盤突，出與薦椎神經病變之治療，且此產品為拋棄式，可避免病人因重複使用而發生感染之風險。	無	本產品搭配 科士曼射頻電燒系統可產生大範圍燒灼體積，適用於椎間盤突出與薦椎神經病變之治療，且此產品為拋棄式，可避免病人因重複使用而發生感染之風險。	此產品為拋棄式，可避免病人因重複使用而發生感染之風險。	17500	TKZ025193001	此產品為單次使用，請勿重複使用，避免感染。
5329	射頻電燒系統 拋棄式電極 RF GENERATOR DSIPOSABLE TC ELECTRODE 15CM 10PC/BX AS:COSMAN TCD-15-P	RF GENERATOR DSIPOSABLE TC ELECTRODE 15CM 10PC/BX AS:COSMAN TCD-15-P	本產品搭配 科士曼射頻電燒系統可產生大範圍燒灼體積，適用於椎間盤突，出與薦椎神經病變之治療，且此產品為拋棄式，可避免病人因重複使用而發生感染之風險。	無	本產品搭配 科士曼射頻電燒系統可產生大範圍燒灼體積，適用於椎間盤突出與薦椎神經病變之治療，且此產品為拋棄式，可避免病人因重複使用而發生感染之風險。	此產品為拋棄式，可避免病人因重複使用而發生感染之風險。	17500	TKZ025193001	此產品為單次使用，請勿重複使用，避免感染。
5330	奧維思科內視鏡用吻和夾系統 圓齒型A 施帽夾深度3MM對應內視鏡管腔11MM AS:OTSC"OVESCO" NO:100.03	OVESCO OTSC SYSTEM ROUNDED TEETH A 3MMENDOSCOPEDIAMETER11MMAS:OTSC"OVESCO" NO:100.03	1.對於難治療非靜脈曲張消化道出血，對於動脈噴血、大面積淨血、腫瘤出血等各種複雜創面的出血都有較好療效2.急性消化道廔管的閉合3.在腸胃道ESD或EMR及食道POEM手術後可以有效地預防及修補術中穿孔，減少外科手術機率。	可能發生的併發症1.出血2.對於治療處的內壁造成損傷或穿孔3.使用夾子後可能造成止血4.對創口的閉合可能不完全5.夾子使用的地方可能會造成感染6.夾子可能會被放置在錯誤的部位上。	擁有較寬的咬合面及多型態的咬合尖端，此設計可以咬合到更多組織，有效閉合較大較深的創面，達到消化道穿孔出血的全層閉合，避免組織裂傷、二次穿孔流血或因水腫消失而鬆動的風險。	無健保給付相關品項可以比較	60000	SSZ030248001	即使按照預期用途使用本產品，也可能產生不良反應。因此 Ovesco的產品只能由合格的和經過相關產品使用培訓的醫師使用。
5331	奧維思科內視鏡用吻和夾系統 尖齒型T 施帽夾深度3MM對應內視鏡管腔11MM AS:OTSC"OVESCO" NO:100.04	OVESCO OTSC SYSTEM POINTED TEETH T 3MMENDOSCOPEDIAMETER11MMAS:OTSC"OVESCO" NO:100.04	1.對於難治療非靜脈曲張消化道出血，對於動脈噴血、大面積淨血、腫瘤出血等各種複雜創面的出血都有較好療效2.急性消化道廔管的閉合4.在腸胃道ESD或EMR及食道POEM手術後可以有效地預防及修補術中穿孔，減少外科手術機率。	可能發生的併發症1.出血2.對於治療處的內壁造成損傷或穿孔3.使用夾子後可能造成止血4.對創口的閉合可能不完全5.夾子使用的地方可能會造成感染7.夾子可能會被放置在錯誤的部位上。	擁有較寬的咬合面及多型態的咬合尖端，此設計可以咬合到更多組織，有效閉合較大較深的創面，達到消化道穿孔出血的全層閉合，避免組織裂傷、二次穿孔流血或因水腫消失而鬆動的風險。	無健保給付相關品項可以比較	60000	SSZ030248001	即使按照預期用途使用本產品，也可能產生不良反應。因此 Ovesco的產品只能由合格的和經過相關產品使用培訓的醫師使用。
5332	奧維思科內視鏡用吻和夾系統 圓齒型A 施帽夾深度3MM對應內視鏡管腔12MM AS:OTSC"OVESCO" NO:100.05	OVESCO OTSC SYSTEM ROUNDED TEETH A 3MMENDOSCOPEDIAMETER12MMAS:OTSC"OVESCO" NO:100.05	1.對於難治療非靜脈曲張消化道出血，對於動脈噴血、大面積淨血、腫瘤出血等各種複雜創面的出血都有較好療效2.急性消化道廔管的閉合5.在腸胃道ESD或EMR及食道POEM手術後可以有效地預防及修補術中穿孔，減少外科手術機率。	可能發生的併發症1.出血2.對於治療處的內壁造成損傷或穿孔3.使用夾子後可能造成止血4.對創口的閉合可能不完全5.夾子使用的地方可能會造成感染8.夾子可能會被放置在錯誤的部位上。	擁有較寬的咬合面及多型態的咬合尖端，此設計可以咬合到更多組織，有效閉合較大較深的創面，達到消化道穿孔出血的全層閉合，避免組織裂傷、二次穿孔流血或因水腫消失而鬆動的風險。	無健保給付相關品項可以比較	60000	SSZ030248001	即使按照預期用途使用本產品，也可能產生不良反應。因此 Ovesco的產品只能由合格的和經過相關產品使用培訓的醫師使用。
5333	奧維思科內視鏡用吻和夾系統 尖齒型T 施帽夾深度3MM對應內視鏡管腔12MM AS:OTSC"OVESCO" NO:100.06	OVESCO OTSC SYSTEM POINTED TEETH T 3MMENDOSCOPEDIAMETER12MMAS:OTSC"OVESCO" NO:100.06	1.對於難治療非靜脈曲張消化道出血，對於動脈噴血、大面積淨血、腫瘤出血等各種複雜創面的出血都有較好療效2.急性消化道廔管的閉合6.在腸胃道ESD或EMR及食道POEM手術後可以有效地預防及修補術中穿孔，減少外科手術機率。	可能發生的併發症1.出血2.對於治療處的內壁造成損傷或穿孔3.使用夾子後可能造成止血4.對創口的閉合可能不完全5.夾子使用的地方可能會造成感染9.夾子可能會被放置在錯誤的部位上。	擁有較寬的咬合面及多型態的咬合尖端，此設計可以咬合到更多組織，有效閉合較大較深的創面，達到消化道穿孔出血的全層閉合，避免組織裂傷、二次穿孔流血或因水腫消失而鬆動的風險。	無健保給付相關品項可以比較	60000	SSZ030248001	即使按照預期用途使用本產品，也可能產生不良反應。因此 Ovesco的產品只能由合格的和經過相關產品使用培訓的醫師使用。
5334	奧維思科內視鏡用吻和夾系統 圓齒型A 施帽夾深度3MM對應內視鏡管腔14MM AS:OTSC"OVESCO" NO:100.07	OVESCO OTSC SYSTEM ROUNDED TEETH A 3MMENDOSCOPEDIAMETER14MMAS:OTSC"OVESCO" NO:100.07	1.對於難治療非靜脈曲張消化道出血，對於動脈噴血、大面積淨血、腫瘤出血等各種複雜創面的出血都有較好療效2.急性消化道廔管的閉合7.在腸胃道ESD或EMR及食道POEM手術後可以有效地預防及修補術中穿孔，減少外科手術機率。	可能發生的併發症1.出血2.對於治療處的內壁造成損傷或穿孔3.使用夾子後可能造成止血4.對創口的閉合可能不完全5.夾子使用的地方可能會造成感染10.夾子可能會被放置在錯誤的部位上。	擁有較寬的咬合面及多型態的咬合尖端，此設計可以咬合到更多組織，有效閉合較大較深的創面，達到消化道穿孔出血的全層閉合，避免組織裂傷、二次穿孔流血或因水腫消失而鬆動的風險。	無健保給付相關品項可以比較	60000	SSZ030248001	即使按照預期用途使用本產品，也可能產生不良反應。因此 Ovesco的產品只能由合格的和經過相關產品使用培訓的醫師使用。

5335	奧維思科內視鏡用吻和夾糸統 尖齒型T 施帽夾深度3MM對應內視鏡管腔14MM AS:OTSC"OVESCO" NO:100.08	OVESCO OTSC SYSTEM POINTED TEETH T 3MMENDOSCOPEDIAMETER14MMAS:OTSC"OVESCO" NO:100.08	1.對於難治療非靜脈曲張消化道出血，對於動脈瞱血、大面積淨血，腫瘤出血等各種複雜創面的出血都有較好療效2.急性消化道廔管的閉合8.在腸胃道ESD或EMR及食道POEM手術後可以有效地預防及修補術中穿孔，減少外科手術機率。	可能發生的併發症1.出血2.對於治療處的內壁造成損傷或穿孔3.使用夾子後可能造成止血4.對創口的閉合可能不完全5.夾子使用的地方可能會造成感染11.夾子可能會被放置在錯誤的部位上。	擁有較寬的咬合面及多型態的咬合尖端，此設計可以咬合到更多組織，有效閉合較大較深的創面，達到消化道穿孔出血的全層閉合，避免組織裂傷、二次穿孔流血或因水腫消失而鬆動的風險。	無健保給付相關品項可以比較	60000	SSZ030248001	即使按照預期用途使用本產品，也可能產生不良反應，因此 Ovesco的產品只能由合格的和經過相關產品使用培訓的醫師使用。
5336	奧維思科內視鏡用吻和夾糸統 圓齒型A 施帽夾深度6MM對應內視鏡管腔11MM AS:OTSC"OVESCO" NO:100.09	OVESCO OTSC SYSTEM ROUNDED TEETH A 6MMENDOSCOPEDIAMETER11MMAS:OTSC"OVESCO" NO:100.09	1.對於難治療非靜脈曲張消化道出血，對於動脈瞱血、大面積淨血，腫瘤出血等各種複雜創面的出血都有較好療效2.急性消化道廔管的閉合9.在腸胃道ESD或EMR及食道POEM手術後可以有效地預防及修補術中穿孔，減少外科手術機率。	可能發生的併發症1.出血2.對於治療處的內壁造成損傷或穿孔3.使用夾子後可能造成止血4.對創口的閉合可能不完全5.夾子使用的地方可能會造成感染12.夾子可能會被放置在錯誤的部位上。	擁有較寬的咬合面及多型態的咬合尖端，此設計可以咬合到更多組織，有效閉合較大較深的創面，達到消化道穿孔出血的全層閉合，避免組織裂傷、二次穿孔流血或因水腫消失而鬆動的風險。	無健保給付相關品項可以比較	60000	SSZ030248001	即使按照預期用途使用本產品，也可能產生不良反應，因此 Ovesco的產品只能由合格的和經過相關產品使用培訓的醫師使用。
5337	奧維思科內視鏡用吻和夾糸統 尖齒型T 施帽夾深度6MM對應內視鏡管腔11MM AS:OTSC"OVESCO" NO:100.10	OVESCO OTSC SYSTEM POINTED TEETH T 6MMENDOSCOPEDIAMETER11MMAS:OTSC"OVESCO" NO:100.10	1.對於難治療非靜脈曲張消化道出血，對於動脈瞱血、大面積淨血，腫瘤出血等各種複雜創面的出血都有較好療效2.急性消化道廔管的閉合10.在腸胃道ESD或EMR及食道POEM手術後可以有效地預防及修補術中穿孔，減少外科手術機率。	可能發生的併發症1.出血2.對於治療處的內壁造成損傷或穿孔3.使用夾子後可能造成止血4.對創口的閉合可能不完全5.夾子使用的地方可能會造成感染13.夾子可能會被放置在錯誤的部位上。	擁有較寬的咬合面及多型態的咬合尖端，此設計可以咬合到更多組織，有效閉合較大較深的創面，達到消化道穿孔出血的全層閉合，避免組織裂傷、二次穿孔流血或因水腫消失而鬆動的風險。	無健保給付相關品項可以比較	60000	SSZ030248001	即使按照預期用途使用本產品，也可能產生不良反應，因此 Ovesco的產品只能由合格的和經過相關產品使用培訓的醫師使用。
5338	奧維思科內視鏡用吻和夾糸統 圓齒型A 施帽夾深度6MM對應內視鏡管腔12MM AS:OTSC"OVESCO" NO:100.11	OVESCO OTSC SYSTEM ROUNDED TEETH A 6MMENDOSCOPEDIAMETER12MMAS:OTSC"OVESCO" NO:100.11	1.對於難治療非靜脈曲張消化道出血，對於動脈瞱血、大面積淨血，腫瘤出血等各種複雜創面的出血都有較好療效2.急性消化道廔管的閉合11.在腸胃道ESD或EMR及食道POEM手術後可以有效地預防及修補術中穿孔，減少外科手術機率。	可能發生的併發症1.出血2.對於治療處的內壁造成損傷或穿孔3.使用夾子後可能造成止血4.對創口的閉合可能不完全5.夾子使用的地方可能會造成感染14.夾子可能會被放置在錯誤的部位上。	擁有較寬的咬合面及多型態的咬合尖端，此設計可以咬合到更多組織，有效閉合較大較深的創面，達到消化道穿孔出血的全層閉合，避免組織裂傷、二次穿孔流血或因水腫消失而鬆動的風險。	無健保給付相關品項可以比較	60000	SSZ030248001	即使按照預期用途使用本產品，也可能產生不良反應，因此 Ovesco的產品只能由合格的和經過相關產品使用培訓的醫師使用。
5339	奧維思科內視鏡用吻和夾糸統 尖齒型T 施帽夾深度6MM對應內視鏡管腔12MM AS:OTSC"OVESCO" NO:100.12	OVESCO OTSC SYSTEM POINTED TEETH T 6MMENDOSCOPEDIAMETER12MMAS:OTSC"OVESCO" NO:100.12	1.對於難治療非靜脈曲張消化道出血，對於動脈瞱血、大面積淨血，腫瘤出血等各種複雜創面的出血都有較好療效2.急性消化道廔管的閉合12.在腸胃道ESD或EMR及食道POEM手術後可以有效地預防及修補術中穿孔，減少外科手術機率。	可能發生的併發症1.出血2.對於治療處的內壁造成損傷或穿孔3.使用夾子後可能造成止血4.對創口的閉合可能不完全5.夾子使用的地方可能會造成感染15.夾子可能會被放置在錯誤的部位上。	擁有較寬的咬合面及多型態的咬合尖端，此設計可以咬合到更多組織，有效閉合較大較深的創面，達到消化道穿孔出血的全層閉合，避免組織裂傷、二次穿孔流血或因水腫消失而鬆動的風險。	無健保給付相關品項可以比較	60000	SSZ030248001	即使按照預期用途使用本產品，也可能產生不良反應，因此 Ovesco的產品只能由合格的和經過相關產品使用培訓的醫師使用。
5340	奧維思科內視鏡用吻和夾糸統 圓齒型A 施帽夾深度6MM對應內視鏡管腔14MM AS:OTSC"OVESCO" NO:100.13	OVESCO OTSC SYSTEM ROUNDED TEETH A 6MMENDOSCOPEDIAMETER14MMAS:OTSC"OVESCO" NO:100.13	1.對於難治療非靜脈曲張消化道出血，對於動脈瞱血、大面積淨血，腫瘤出血等各種複雜創面的出血都有較好療效2.急性消化道廔管的閉合13.在腸胃道ESD或EMR及食道POEM手術後可以有效地預防及修補術中穿孔，減少外科手術機率。	可能發生的併發症1.出血2.對於治療處的內壁造成損傷或穿孔3.使用夾子後可能造成止血4.對創口的閉合可能不完全5.夾子使用的地方可能會造成感染16.夾子可能會被放置在錯誤的部位上。	擁有較寬的咬合面及多型態的咬合尖端，此設計可以咬合到更多組織，有效閉合較大較深的創面，達到消化道穿孔出血的全層閉合，避免組織裂傷、二次穿孔流血或因水腫消失而鬆動的風險。	無健保給付相關品項可以比較	60000	SSZ030248001	即使按照預期用途使用本產品，也可能產生不良反應，因此 Ovesco的產品只能由合格的和經過相關產品使用培訓的醫師使用。
5341	奧維思科內視鏡用吻和夾糸統 尖齒型T施帽夾深度6MM對應內視鏡管腔14MM AS:OTSC"OVESCO" NO:100.14	OVESCO OTSC SYSTEM POINTED TEETH T 6MMENDOSCOPEDIAMETER14MMAS:OTSC"OVESCO" NO:100.14	1.對於難治療非靜脈曲張消化道出血，對於動脈瞱血、大面積淨血，腫瘤出血等各種複雜創面的出血都有較好療效2.急性消化道廔管的閉合14.在腸胃道ESD或EMR及食道POEM手術後可以有效地預防及修補術中穿孔，減少外科手術機率。	可能發生的併發症1.出血2.對於治療處的內壁造成損傷或穿孔3.使用夾子後可能造成止血4.對創口的閉合可能不完全5.夾子使用的地方可能會造成感染17.夾子可能會被放置在錯誤的部位上。	擁有較寬的咬合面及多型態的咬合尖端，此設計可以咬合到更多組織，有效閉合較大較深的創面，達到消化道穿孔出血的全層閉合，避免組織裂傷、二次穿孔流血或因水腫消失而鬆動的風險。	無健保給付相關品項可以比較	60000	SSZ030248001	即使按照預期用途使用本產品，也可能產生不良反應，因此 Ovesco的產品只能由合格的和經過相關產品使用培訓的醫師使用。
5342	奧維思科內視鏡用吻和夾糸統 長尖齒型GC施帽夾深度6MM對應內視鏡管腔12 AS:OTSC"OVESCO" NO:100.27	OVESCO OTSC SYSTEM LONGERPOINTEDTEETHGC6MMENDOSCOPEDIAMETERAS:OTSC"OVESCO" NO:100.27	1.對於難治療非靜脈曲張消化道出血，對於動脈瞱血、大面積淨血，腫瘤出血等各種複雜創面的出血都有較好療效2.急性消化道廔管的閉合15.在腸胃道ESD或EMR及食道POEM手術後可以有效地預防及修補術中穿孔，減少外科手術機率。	可能發生的併發症1.出血2.對於治療處的內壁造成損傷或穿孔3.使用夾子後可能造成止血4.對創口的閉合可能不完全5.夾子使用的地方可能會造成感染18.夾子可能會被放置在錯誤的部位上。	擁有較寬的咬合面及多型態的咬合尖端，此設計可以咬合到更多組織，有效閉合較大較深的創面，達到消化道穿孔出血的全層閉合，避免組織裂傷、二次穿孔流血或因水腫消失而鬆動的風險。	無健保給付相關品項可以比較	60000	SSZ030248001	即使按照預期用途使用本產品，也可能產生不良反應，因此 Ovesco的產品只能由合格的和經過相關產品使用培訓的醫師使用。
5343	奧維思科內視鏡用吻和夾糸統 圓齒型A施帽夾深度3MM對應內視鏡管腔12 AS:OTSC"OVESCO" NO:100.28	OVESCO OTSC SYSTEM ROUNDED TEETH A 3MMENDOSCOPEDIAMETER AS:OTSC"OVESCO" NO:100.28	1.對於難治療非靜脈曲張消化道出血，對於動脈瞱血、大面積淨血，腫瘤出血等各種複雜創面的出血都有較好療效2.急性消化道廔管的閉合16.在腸胃道ESD或EMR及食道POEM手術後可以有效地預防及修補術中穿孔，減少外科手術機率。	可能發生的併發症1.出血2.對於治療處的內壁造成損傷或穿孔3.使用夾子後可能造成止血4.對創口的閉合可能不完全5.夾子使用的地方可能會造成感染19.夾子可能會被放置在錯誤的部位上。	擁有較寬的咬合面及多型態的咬合尖端，此設計可以咬合到更多組織，有效閉合較大較深的創面，達到消化道穿孔出血的全層閉合，避免組織裂傷、二次穿孔流血或因水腫消失而鬆動的風險。	無健保給付相關品項可以比較	60000	SSZ030248001	即使按照預期用途使用本產品，也可能產生不良反應，因此 Ovesco的產品只能由合格的和經過相關產品使用培訓的醫師使用。
5344	奧維思科內視鏡用吻和夾糸統 尖齒型T施帽夾深度3MM對應內視鏡管腔12 AS:OTSC"OVESCO" NO:100.29	OVESCO OTSC SYSTEM POINTED TEETH T 3MMENDOSCOPEDIAMETER AS:OTSC"OVESCO" NO:100.29	1.對於難治療非靜脈曲張消化道出血，對於動脈瞱血、大面積淨血，腫瘤出血等各種複雜創面的出血都有較好療效2.急性消化道廔管的閉合17.在腸胃道ESD或EMR及食道POEM手術後可以有效地預防及修補術中穿孔，減少外科手術機率。	可能發生的併發症1.出血2.對於治療處的內壁造成損傷或穿孔3.使用夾子後可能造成止血4.對創口的閉合可能不完全5.夾子使用的地方可能會造成感染20.夾子可能會被放置在錯誤的部位上。	擁有較寬的咬合面及多型態的咬合尖端，此設計可以咬合到更多組織，有效閉合較大較深的創面，達到消化道穿孔出血的全層閉合，避免組織裂傷、二次穿孔流血或因水腫消失而鬆動的風險。	無健保給付相關品項可以比較	60000	SSZ030248001	即使按照預期用途使用本產品，也可能產生不良反應，因此 Ovesco的產品只能由合格的和經過相關產品使用培訓的醫師使用。
5345	奧維思科內視鏡用吻和夾糸統 圓齒型A施帽夾深度 6 MM對應內視鏡管腔12 AS:OTSC"OVESCO" NO:100.30	OVESCO OTSC SYSTEM ROUNDEDTEETH A 6MM ENDOSCOPEDIAMETER12MMAS:OTSC"OVESCO" NO:100.30	1.對於難治療非靜脈曲張消化道出血，對於動脈瞱血、大面積淨血，腫瘤出血等各種複雜創面的出血都有較好療效2.急性消化道廔管的閉合17.在腸胃道ESD或EMR及食道POEM手術後可以有效地預防及修補術中穿孔，減少外科手術機率。	可能發生的併發症1.出血2.對於治療處的內壁造成損傷或穿孔3.使用夾子後可能造成止血4.對創口的閉合可能不完全5.夾子使用的地方可能會造成感染20.夾子可能會被放置在錯誤的部位上。	擁有較寬的咬合面及多型態的咬合尖端，此設計可以咬合到更多組織，有效閉合較大較深的創面，達到消化道穿孔出血的全層閉合，避免組織裂傷、二次穿孔流血或因水腫消失而鬆動的風險。	無健保給付相關品項可以比較	60000	SSZ030248001	即使按照預期用途使用本產品，也可能產生不良反應，因此 Ovesco的產品只能由合格的和經過相關產品使用培訓的醫師使用。
5346	奧維思科內視鏡用吻和夾糸統 長尖齒型GC施帽夾深度6MM對應內視鏡管腔12M AS:OTSC"OVESCO" NO:100.31	OVESCO OTSC SYSTEM LONGERPOINTTEETH A 6MM ENDOSCOPEDIAMETERAS:OTSC"OVESCO" NO:100.31	1.對於難治療非靜脈曲張消化道出血，對於動脈瞱血、大面積淨血，腫瘤出血等各種複雜創面的出血都有較好療效2.急性消化道廔管的閉合17.在腸胃道ESD或EMR及食道POEM手術後可以有效地預防及修補術中穿孔，減少外科手術機率。	可能發生的併發症1.出血2.對於治療處的內壁造成損傷或穿孔3.使用夾子後可能造成止血4.對創口的閉合可能不完全5.夾子使用的地方可能會造成感染20.夾子可能會被放置在錯誤的部位上。	擁有較寬的咬合面及多型態的咬合尖端，此設計可以咬合到更多組織，有效閉合較大較深的創面，達到消化道穿孔出血的全層閉合，避免組織裂傷、二次穿孔流血或因水腫消失而鬆動的風險。	無健保給付相關品項可以比較	60000	SSZ030248001	即使按照預期用途使用本產品，也可能產生不良反應，因此 Ovesco的產品只能由合格的和經過相關產品使用培訓的醫師使用。
5347	愛派司克氏骨針糸統組螺牙克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 1.0X150MM,10MM AS:APS 2110-10-0150	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 1.0X150MM,10MM AS:APS 2110-10-0150	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。2.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。5.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。3.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	20000	FBZ005724001	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。3.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5348	愛派司克氏骨針糸統組螺牙克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 1.0X230MM,10MM AS:APS 2110-10-0230	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 1.0X230MM,10MM AS:APS 2110-10-0230	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。3.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。6.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。4.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	20000	FBZ005724001	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。4.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5349	愛派司克氏骨針糸統組螺牙克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 1.0X230MM,20MM AS:APS 2110-20-0230	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 1.0X230MM,20MM AS:APS 2110-20-0230	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。4.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。7.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。5.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	20000	FBZ005724001	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。5.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。

5350	愛派司克氏骨針系統組螺牙克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 1.2X150MM,10MM AS:APS 2112-10-0150	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 1.2X150MM,10MM AS:APS 2112-10-0150	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。5.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。8.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。6.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	20000	FBZ005724001	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。6.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5351	愛派司克氏骨針系統組螺牙克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 1.2X230MM,10MM AS:APS 2112-10-0230	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 1.2X230MM,10MM AS:APS 2112-10-0230	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。6.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。9.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。7.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	20000	FBZ005724001	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。7.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5352	愛派司克氏骨針系統組螺牙克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 1.2X230MM,20MM AS:APS 2112-20-0230	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 1.2X230MM,20MM AS:APS 2112-20-0230	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。7.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。10.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。8.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	20000	FBZ005724001	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。8.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5353	愛派司克氏骨針系統組螺牙克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 1.5X230MM,10MM AS:APS 2115-10-0230	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 1.5X230MM,10MM AS:APS 2115-10-0230	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。8.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。11.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。9.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	20000	FBZ005724001	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。9.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5354	愛派司克氏骨針系統組螺牙克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 1.5X230MM,20MM AS:APS 2115-20-0230	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 1.5X230MM,20MM AS:APS 2115-20-0230	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。9.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。12.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。10.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	20000	FBZ005724001	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。10.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5355	愛派司克氏骨針系統組螺牙克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 1.8X300MM,10MM AS:APS 2118-10-0300	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 1.8X300MM,10MM AS:APS 2118-10-0300	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。10.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。13.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。11.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	20000	FBZ005724001	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。11.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5356	愛派司克氏骨針系統組螺牙克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 1.8X300MM,20MM AS:APS 2118-20-0300	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 1.8X300MM,20MM AS:APS 2118-20-0300	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。11.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。14.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。12.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	20000	FBZ005724001	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。12.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5357	愛派司克氏骨針系統組螺牙克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 2.0X300MM,10MM AS:APS 2120-10-0300	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 2.0X300MM,10MM AS:APS 2120-10-0300	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。12.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。15.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。13.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	20000	FBZ005724001	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。13.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5358	愛派司克氏骨針系統組螺牙克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 2.0X300MM,20MM AS:APS 2120-20-0300	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 2.0X300MM,20MM AS:APS 2120-20-0300	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。13.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。16.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。14.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	20000	FBZ005724001	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。14.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5359	愛派司克氏骨針系統組螺牙克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 2.5X300MM,10MM AS:APS 2125-10-0300	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 2.5X300MM,10MM AS:APS 2125-10-0300	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。14.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。17.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。15.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	20000	FBZ005724001	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。15.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5360	愛派司克氏骨針系統組螺牙克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 2.5X300MM,20MM AS:APS 2125-20-0300	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 2.5X300MM,20MM AS:APS 2125-20-0300	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。15.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。18.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。16.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	20000	FBZ005724001	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。16.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5361	愛派司克氏骨針系統組螺牙克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 3.0X80MM,20MM AS:APS 2130-20-0080	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 3.0X80MM,20MM AS:APS 2130-20-0080	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。16.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。19.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。17.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	20000	FBZ005724001	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。17.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。

5362	愛派司克氏骨針系統組螺牙克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 3.0X110MM,22MM AS:APS 2130-22-0110	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 3.0X110MM,22MM AS:APS 2130-22-0110	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。17.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。20.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。18.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	20000	FBZ005724001	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。18.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5363	愛派司克氏骨針系統組螺牙克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 4.0X120MM,34MM AS:APS 2140-34-0120	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 4.0X120MM,34MM AS:APS 2140-34-0120	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。18.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。21.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。19.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	20000	FBZ005724001	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。19.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5364	愛派司克氏骨針系統組螺牙克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 4.0X150MM,40MM AS:APS 2140-40-0150	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 4.0X150MM,40MM AS:APS 2140-40-0150	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。19.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。22.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。20.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	20000	FBZ005724001	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。20.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5365	愛派司克氏骨針系統組螺牙克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 5.0X120MM,34MM AS:APS 2150-34-0120	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 5.0X120MM,34MM AS:APS 2150-34-0120	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。20.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。23.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。21.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	20000	FBZ005724001	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。21.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5366	愛派司克氏骨針系統組螺牙克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 5.0X150MM,40MM AS:APS 2150-40-0150	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 5.0X150MM,40MM AS:APS 2150-40-0150	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。21.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。24.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。22.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	20000	FBZ005724001	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。22.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5367	愛派司克氏骨針系統組螺牙克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 5.0X180MM,40MM AS:APS 2150-40-0180	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 5.0X180MM,40MM AS:APS 2150-40-0180	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。22.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。25.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。23.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	20000	FBZ005724001	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。23.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5368	愛派司克氏骨針系統組螺牙克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 6.0X150MM,40MM AS:APS 2160-40-0150	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 6.0X150MM,40MM AS:APS 2160-40-0150	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。23.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。26.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。24.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	20000	FBZ005724001	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。24.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5369	愛派司克氏骨針系統組螺牙克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 6.0X180MM,40MM AS:APS 2160-40-0180	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 6.0X180MM,40MM AS:APS 2160-40-0180	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。24.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。27.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。25.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	20000	FBZ005724001	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。25.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5370	愛派司克氏骨針系統組螺牙克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 6.0X200MM,40MM AS:APS 2160-40-0200	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 6.0X200MM,40MM AS:APS 2160-40-0200	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。25.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。28.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。26.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	20000	FBZ005724001	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。26.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5371	愛派司克氏骨針系統組克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 1.0MM X 150MM AS:APS 2110-00-0150	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 1.0MM X 150MM AS:APS 2110-00-0150	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。2.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。5.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。3.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	16000	FBZ005724002	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。3.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5372	愛派司克氏骨針系統組克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 1.0MM X 230MM AS:APS 2110-00-0230	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 1.0MM X 230MM AS:APS 2110-00-0230	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。3.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。6.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。4.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	16000	FBZ005724002	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。4.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5373	愛派司克氏骨針系統組克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 1.2MM X 150MM AS:APS 2112-00-0150	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 1.2MM X 150MM AS:APS 2112-00-0150	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。4.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。7.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。5.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	16000	FBZ005724002	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。5.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。

5374	愛派司克氏骨針系統組克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 1.2MM X 230MM AS:APS 2112-00-0230	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 1.2MM X 230MM AS:APS 2112-00-0230	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。5.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。8.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。6.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	16000	FBZ005724002	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。6.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5375	愛派司克氏骨針系統組克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 1.5MM X 230MM AS:APS 2115-00-0230	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 1.5MM X 230MM AS:APS 2115-00-0230	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。6.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。9.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。7.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	16000	FBZ005724002	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。7.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5376	愛派司克氏骨針系統組克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 1.8MM X 300MM AS:APS 2118-00-0300	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 1.8MM X 300MM AS:APS 2118-00-0300	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。7.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。10.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。8.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	16000	FBZ005724002	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。8.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5377	愛派司克氏骨針系統組克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 2.0MM X 300MM AS:APS 2120-00-0300	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 2.0MM X 300MM AS:APS 2120-00-0300	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。8.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。11.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。9.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	16000	FBZ005724002	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。9.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5378	愛派司克氏骨針系統組克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 2.5MM X 300MM AS:APS 2125-00-0300	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 2.5MM X 300MM AS:APS 2125-00-0300	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。9.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。12.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。10.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	16000	FBZ005724002	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。10.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5379	愛派司克氏骨針系統組克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 3.0MM X 80MM AS:APS 2130-00-0080	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 3.0MM X 80MM AS:APS 2130-00-0080	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。10.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。13.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。11.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	16000	FBZ005724002	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。11.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5380	愛派司克氏骨針系統組克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 3.0MM X 110MM AS:APS 2130-00-0110	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 3.0MM X 110MM AS:APS 2130-00-0110	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。11.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。14.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。12.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	16000	FBZ005724002	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。12.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5381	愛派司克氏骨針系統組克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 4.0MM X 120MM AS:APS 2140-00-0120	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 4.0MM X 120MM AS:APS 2140-00-0120	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。12.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。15.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。13.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	16000	FBZ005724002	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。13.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5382	愛派司克氏骨針系統組克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 4.0MM X 150MM AS:APS 2140-00-0150	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 4.0MM X 150MM AS:APS 2140-00-0150	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。13.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。16.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。14.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	16000	FBZ005724002	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。14.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5383	愛派司克氏骨針系統組克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 5.0MM X 120MM AS:APS 2150-00-0120	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 5.0MM X 120MM AS:APS 2150-00-0120	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。14.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。17.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。15.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	16000	FBZ005724002	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。15.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5384	愛派司克氏骨針系統組克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 5.0MM X 150MM AS:APS 2150-00-0150	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 5.0MM X 150MM AS:APS 2150-00-0150	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。15.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。18.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。16.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	16000	FBZ005724002	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。16.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5385	愛派司克氏骨針系統組克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 5.0MM X 180MM AS:APS 2150-00-0180	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 5.0MM X 180MM AS:APS 2150-00-0180	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。16.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。19.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。17.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	16000	FBZ005724002	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。17.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。

5386	愛派司克氏骨針系統組克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 6.0MM X 150MM AS:APS 2160-00-0150	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 6.0MM X 150MM AS:APS 2160-00-0150	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。17.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。20.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。18.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	16000	FBZ005724002	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。18.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5387	愛派司克氏骨針系統組克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 6.0MM X 180MM AS:APS 2160-00-0180	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 6.0MM X 180MM AS:APS 2160-00-0180	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。18.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。21.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。19.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	16000	FBZ005724002	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。19.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5388	愛派司克氏骨針系統組克氏骨針 APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 6.0MM X 200MM AS:APS 2160-00-0200	APS KIRSCHNER WIRE SYSTEM 6.0MM X 200MM AS:APS 2160-00-0200	1.材質不同，健保品為Stainless材質，現品為鈦合金。19.具有二種規格，有螺紋和沒有螺紋，針對不同的適應症。	1.傷口感染。2.神經性血管損傷。3.骨折延遲癒合與骨不癒合。4.再骨折。22.植入物破壞。	1.材質為鈦合金不同於健保品。2.生物相融性較佳。20.有二種規格有螺紋和沒有螺紋，故可以有不同適應症選擇。	不同的設計理念及材質不同，故無法比較療效。	16000	FBZ005724002	1.注意消毒及無菌觀念，避免感染。2.調整選擇適合的本產品規格，需注意周圍軟組織。20.植入時，骨折復位及本產品植入物植入位置必須精確，應避免於植入物表面造成過度損傷，並精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
5389	三段式氣球擴張導管 BALLOON DILATOR CATHETER:7FRX230CM BALLOON:12-15MM AS:ENDO-FLEX 34112PRO	BALLOON DILATOR CATHETER:7FRX230CM BALLOON:12-15MM AS:ENDO-FLEX 34112PRO	擴張十二指腸乳突開口或膽胰道的良性或惡性的狹窄	可能引起的併發症如：胰臟炎、膽道炎、穿孔、出血、敗血症/感染等。	依照狹窄位置及程度選擇合適的氣球，在內視鏡及X光透視導引下，三段式擴張膽胰道良(惡)性狹窄。另可擴張十二指腸乳突開口，做有關膽胰道疾病的治療。	"健保給付之通條必須多次進出漸次擴張,此氣球導管則可在一次進行三段式擴張,擴張原理為Radial force而非通條的Axial force, 擴張效果較佳。"	13000	CBY023714001	1.不可使用氣體為膨脹媒介。2.若術中遇阻力產生，在未確認阻力起因及補救措施前切勿將繼續推進導管。3.本特材僅供單次使用，請勿重複或重新處理(滅菌)再使用。
5390	內部鎖固纖維式IDC關閉系統 INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM DIAMOND 2/6MMX8CM AS:BOSTON M001361770	INTERLOCK FIBERED IDC OCCLUSION SYSTEM DIAMOND 2/6MMX8CM AS:BOSTON M001361770	阻斷周圍血管或降低血流流速	可能由導管插入術引發的併發症(例如：插入部位血腫、導管尖端形成凝塊且造成移位、神經和血管剝離或穿孔)等	阻斷周圍血管或降低血流流速	無健保給付同類品可比較	22500	CMZ021759001	無
5391	特保豪可周邊血管粥樣硬化切除系統 TURBOHAWK PERIPHERAL PLAQUE EXCISION SYSTEM AS：EV3 MTI TH-LX-M	TURBOHAWK PERIPHERAL PLAQUE EXCISION SYSTEM AS：EV3 MTI TH-LX-M	自體周邊動脈血管系統的原發性及再狹窄動脈的粥樣斑塊切除。	動脈破裂出血，栓塞需手術修補修復。	經由栓塞防護系統導絲，來切除周邊血管粥樣硬化組織。	跟健保給付之股淺動脈支架比較，一年的通暢率同，皆為78%，但特保豪可將周邊血管粥樣硬化切除後，沒有在病人體內留下任何異物。病人若未來有需要再回診治療，有較多醫療選擇。	115000	CTZ023760001	"禁忌症為周圍血管部位的支架內在狹窄，血栓性中風、出血性中風、顱內出血或動脈瘤，凝血功能障礙，過去3個月有重大手術，對阿斯匹靈過敏或不適者。"
5392	防粘黏薄膜 SEPRAFILM ADHESION BARRIER 5" X 6" AS:GENZYME CORPORATION 4301-02	SEPRAFILM ADHESION BARRIER 5" X 6" AS:GENZYME CORPORATION 4301-02	用於腹腔或骨盆腔剖腹者，減少術後腹腔壁與臟器(如小腸、膀胱)、子宮周圍組織(如輸卵管、卵巢)間粘黏發生	與對照組間無統計上顯著差異	為可吸收、半透明的粘黏阻隔膜，由玻尿酸鈉與羧酸甲基纖維素兩種陰離子多醣類組合而成，藉活化劑將上述生化聚合物做化學上的修改而成。	無給付項目	12700	FSZ018915001	在剖腹手術行腹骨盆腔縫合前使用
5393	思達飛外科用可吸收傷口吻合裝置 3-0 45CM REVERSE CUTTING 3/8CIRCLE 19MM AS:ETHICON SXPD1B101	STRATAFIX SPIRAL PDO KNOTLESS TISSUE CONTROL DEVICE 3-0 45CM REVERSE CUTTING 3/8CIRCLE 19MM AS:ETHICON SXPD1B101	適用於使用可吸收縫線的軟組織縫合。	無	本產品採用帶倒刺的縫合材料製成，一端連有手術縫針，另一段則有一個環，或兩端連有手術縫針，由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	由於帶倒刺，故無需打結即可縫合組織。	1500	SAY026490002	無
5394	思達飛抗菌對稱型免打結傷口縫合裝置反角針 PDS PLUS VIO 36MM 1/2弧 REVERSE CUTTING #0 45CM OS-6 AS:ETHICON SXPP1A200	PDS PLUS VIO 36MM 1/2CIRCLE REVERSE CUTTING #0 45CM OS-6 AS:ETHICON SXPP1A200	倒鉤以及固定片的設計可以讓操作者不須打結，直接縫合，且有抗菌塗層，可以避免細菌於縫線上面群聚，此類縫合線尤其適用於需要長時間支撐之傷口達六周。	Stratafix symmetric PDS plus含有抗菌成份，因此也不適用於對已知廣效抗菌劑Irgarcare MP(triclosan)過敏的病人	倒鉤以及固定片的設計可以讓操作者不須打結，直接縫合，且有抗菌塗層，可以避免細菌於縫線上面群聚，此類縫合線尤其適用於需要長時間支撐之傷口達六周。	Ethicon	2500	TSZ028720001	無
5395	思達飛抗菌對稱型免打結傷口縫合裝置圓針 PDS PLUS VIO 36MM 1/2CIRCLE TAPER POINT #0 45CM CT-1 AS:ETHICON SXPP1A401	PDS PLUS VIO 36MM 1/2CIRCLE TAPER POINT #0 45CM CT-1 AS:ETHICON SXPP1A401	倒鉤以及固定片的設計可以讓操作者不須打結，直接縫合，且有抗菌塗層，可以避免細菌於縫線上面群聚，此類縫合線尤其適用於需要長時間支撐之傷口達六周。	Stratafix symmetric PDS plus含有抗菌成份，因此也不適用於對已知廣效抗菌劑Irgarcare MP(triclosan)過敏的病人	倒鉤以及固定片的設計可以讓操作者不須打結，直接縫合，且有抗菌塗層，可以避免細菌於縫線上面群聚，此類縫合線尤其適用於需要長時間支撐之傷口達六周。	Ethicon	2500	TSZ028720001	無
5396	柯惠內視鏡自動手術縫合釘 COVIDIEN EGIA VASCULAR MED SULU 60X2-3MM AS：COVIDIEN EGIA60AVM	COVIDIEN EGIA VASCULAR MED SULU 60X2-3MM AS：COVIDIEN EGIA60AVM	"配合""柯惠""內視鏡自動手術縫合槍(Covidien標準槍、短槍及加長槍)使用，於胸腔、腹腔及骨盆腔手術中應用，同時切割、縫合血管、組織及器官，可更安全的進行複雜的手術。因健保給付額不足支付產品製造成本，故列為自費品項。"	無副作用	棕色釘匣在剖切線任一端上的三排遞增高度之2.0mm、2.5mm、3.0mm鈦金屬縫合釘。更好的組織適應性，可應用於厚度多變組織，更好的縫合效果，減少組織損傷，減少滲血及瘀的機率。主要適用於血管、小腸等組織	可切割縫合更厚、複雜的組織，減少組織損傷、出血及滲瘀的機率。	12800	SAZ022861002	1.需由專業外科醫師使用。2.本產品之設計、製造僅供單一病患使用。
5397	微創主動脈根部套管 MIAR AORTIC ROOT CANNULAE WITH FLOW GUARD 7FR 14G AS:MEDTRONIC 11014L	MIAR AORTIC ROOT CANNULAE WITH FLOW GUARD 7FR 14G AS:MEDTRONIC 11014L	用於達文西微創手術時之心臟麻痺液流因術式所需特殊長度由體外灌流使用。	本裝置，及所有體外血液循系統裝置，可能有的副作用包括，但不限於感染、失血、血栓成形、栓塞及插管移位。如果未依照使用說明，可能造成穿刺部位的血管損傷及併發症。	用於達文西微創手術時之心臟麻痺液流因術式所需特殊長度由體外灌流使用。	主要運用在微創心臟手術能於小傷口範圍內插入此導管輸送心肌麻痺液以利心肺繞道手術必要之心肌保護及灌流。	6500	S2008922001	無
5398	內視鏡鼻淚管減壓手術鑽頭 EAR NOSE AND THROAT BUR 4MM ANTERIOR SKULL BASE CUTTING BUR 15° AS:MEDTRONIC 1884075HSE	EAR NOSE AND THROAT BUR 4MM ANTERIOR SKULL BASE CUTTING BUR 15° AS:MEDTRONIC 1884075HSE	本產品適用於1.鼻淚囊減壓手術2.慢性鼻竇炎 3.鼻竇炎之併發症 4.鼻息肉 5.鼻腔或鼻竇腫瘤 6.鼻竇異物 7.鼻竇其他病變。	無	利用切割型鑽頭可進行微創手術，精準磨組織，移除病灶，縮短手術時間、流血量少、微創故復原快，且降低復發機率。	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰，可避免損傷重要器官，且縮短39%的手術時間，快速完成手術。	14500	FEY004229002	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師，此產品為單次使用拋棄式鼻科鑽頭。
5399	雷勃氣壓式高速切割系統關節鏡專用鑽頭 LEGEND T15 TUBE 2.5MM MATCH FOR MIDAS REX PNEUMATIC HI AS:MEDTRONIC T15MH25	LEGEND T15 TUBE 2.5MM MATCH FOR MIDAS REX PNEUMATIC HI AS:MEDTRONIC T15MH25	I美敦力"雷勃氣壓式高速切割系統適用於下列醫療應用的手術中：神經手術脊椎手術耳鼻喉手術骨科手術一般手術及整形手術，包括口腔顎面外科、顱顏外科及胸骨切開手術用於分割骨骼及生化材料。	目前無臨床或研究顯示其副作用。	I美敦力"雷勃氣壓式高速切割系統適用於下列醫療應用的手術中：神經手術脊椎手術耳鼻喉手術骨科手術一般手術及整形手術，包括口腔顎面外科、顱顏外科及胸骨切開手術用於分割骨骼及生化材料。	無健保已給付項目	6600	FNX016944001	無
5400	菲斯歇二尖瓣膜修補環 CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 38MM AS:EDWARDS 5200	CARPENTIER EDWARDS PHYSIO ANNULOPLASTY RING 38MM AS:EDWARDS 5200	用以矯正病變的二尖瓣膜修復，可適用於巴洛氏症的病人	可能有殘餘的或再發性的瓣膜功能不全;狹窄;血栓性栓塞;溶血等術後併發症	具生理機能瓣膜環是由多層的合金、塑膠條片由Polyester纖維附蓋在一層矽膠所形成的縫合環組成的。本產品適用在校正二尖瓣功能不足或在治療中未透置換之條件，但有混合式之功能不足及狹窄時使用。	本產品特點在於具有選擇彈性，前段保有剛性以便於重塑，後段彈性則能保留心臟的活動能力，瓣環成鞍型，更符合主動脈根部，適用於不需置換本身二尖瓣的患者。	37000	FHZ020318001	在手術前，必須針對做該手術之效益及風險向醫師詳細諮詢
5401	歐特選去礦化補骨物 OSTEO SELECT DBM PUTTY 2.5CC AS:BACTERIN BA309025	OSTEO SELECT DBM PUTTY 2.5CC AS:BACTERIN BA309025	歐特選去礦化補骨物兼具骨頭生長之必備要素—骨引導性及骨誘導性。通過動物體內測試，能提供成骨過程必需之生長架構及生長因子，使用於骨頭缺損部位，可提高手術的植骨成功率，提升醫療品質。	無	歐特選去礦化補骨物兼具骨頭生長之必備要素—骨引導性及骨誘導性。通過動物體內測試，能提供成骨過程必需之生長架構及生長因子，使用於骨頭缺損部位，可提高手術的植骨成功率，提升醫療品質。	歐特選去礦化補骨物兼具骨頭生長之必備要素—骨引導性及骨誘導性，能提供成骨過程必需之生長架構及生長因子，可提高手術的植骨成功率，避免術後因為骨頭不癒合，而需再次手術的可能風險。.健保給付品項則無骨誘導性，無生長因子。.	48500	FBZ023688002	若患者對任何用於處理過程和檢測中所使用的抗生素和化學物質(Gentamicin、PVP?Iodine、酒精與介面活性劑)有過敏情況，須特別留意。移植部位有感染情況，即為使用異體移植物的禁忌。
5402	顱內壓力監視器導管 CAMINO POST CRANIOTOMY SUBDURAL PRESSUREMONITORING KIT AS:INTEGRA 110-4G	CAMINO POST CRANIOTOMY SUBDURAL PRESSUREMONITORING KIT AS:INTEGRA 110-4G	頭部外傷或腦重症病人之顱內壓監測，以提供診斷與治療計劃的擬定、減少腦重症死亡率	如感染、血栓、顱內出血等	即時性顱內壓監測	傳統治療使用CSF引流導管來測量CSF的流出量並轉換成ICP。缺點；容易阻塞、感染率高、準確度低，無法預測病人真正ICP之變化。	24000	FNZ014449001	需由專業外科醫師使用。術後應嚴格遵照的照護醫囑
5403	安度凱爾低溫手術系統冷凍探頭組 ENDOCARE CRYOCARE SURGICAL SYSTEM PROSTATE KIT AS:HEALTHTRONICS CRYO-207V	ENDOCARE CRYOCARE SURGICAL SYSTEM PROSTATE KIT (CVA2400V+CRYO-55F+CRYO-77)AS:HEALTHTRONICS CRYO-207V	用以幫助不想開刀或不適合開刀的癌症腫瘤病患或放射治療後復發的癌症患者。此系統僅適用於微創經皮方式冷凍消融腫瘤。	作為冷凍消融手術的可能副作用均可能發生。一般不良反應有治療處出血、短期局部疼痛、麻木等。攝護腺腫瘤可能有尿失禁、直腸尿道廔管情形。肺腫瘤可能發生氣胸、肺積水等情形。	專利冷凍探針-可於術中調整(冰球消融範圍1.5~5.0 cm)，電腦斷層或超音波導引之下，經皮穿刺冷凍探針到達治療區域，將周圍組織冰凍於攝氏零下150~180度，利用極低溫來摧毀病變組織。已滅菌產品冷凍探針僅單次使用。本醫材應用範圍如攝護腺、腎、肺、肝、骨、軟組織腫瘤等。	主要運用在微創腫瘤消融手術。能在影像導引下經皮插入冷凍探針到達欲治療區域。傷口小，恢復期縮短、不需要開刀。	260000	TKY025782001	本材不適用於凝血功能不佳的患者，抗凝血功能相關藥物必須術前至少48小時先停止。

5404	骨盆重建預先塑型鎖定骨板 RECONSTRUCTION J PLATE 3.5 LEFT COMBI-HOL 16H AS：SYNTHES 02.100.367	RECONSTRUCTION J PLATE 3.5 LEFT COMBI-HOL 16H AS：SYNTHES 02.100.367	創傷性復位/切骨術/與各種愈合不良	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	"複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除"	66000	FBZ022269001	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不同與不同材質內植物混用・選擇適當尺寸植入物
5405	骨盆重建預先塑型鎖定骨板 RECONSTRUCTION J PLATE 3.5MM LEFT 16H AS：SYNTHES 245.936	RECONSTRUCTION J PLATE 3.5MM LEFT 16H AS：SYNTHES 245.936	創傷性復位/切骨術/與各種愈合不良	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	"複雜性及骨鬆性骨折術後穩定效果佳，關節活動順暢,更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除"	66000	FBZ022269001	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不同與不同材質內植物混用・選擇適當尺寸植入物
5406	肱骨遠端內側鎖定加壓骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM MEDIAL RIGHT 7H AS:SYNTHES 441.286	DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM MEDIAL RIGHT 7H AS:SYNTHES 441.286	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	34000	FBZ019220004	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不同與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
5407	肱骨遠端內側鎖定加壓骨板 DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM MEDIAL LEFT 7H AS:SYNTHES 441.287	DISTAL HUMERAL PLATE 2.7/3.5MM MEDIAL LEFT 7H AS:SYNTHES 441.287	1.骨質疏鬆・2.複雜性骨折・3.縮短手術時間・4.材質較好・	1.異物感・2.術後癒合前疼痛感・	"提供角穩定性，對骨質疏鬆或粉碎性骨折提高固定穩定度，病患可提早活動，避免併發症・支持微創術式，降低感染率、出血量，加快復原・鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	更好的穩定性與固定效果，鈦合金更符合人體適應性，癒合後可選擇不移除	34000	FBZ019220004	1.需由專業外科醫師使用・2.遵照醫師衛教規定・3.不同與不同材質內植物混用・4切勿重複使用・
5408	跟骨外側骨板 右 小 CALCANEUS LOCKING PLATE SMALL 58MM RIGHT AS:APLUS 1202-0801-01	CALCANEUS LOCKING PLATE SMALL 58MM RIGHT AS:APLUS 1202-0801-01	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	"Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會"	50000	FBZ003129005	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
5409	極小型手部標準鈦板 1.2MM XS PROFYLE HANDSTANDARD PLATE 5 HOLE OBLIQUE LEFT T-PLATE AS:STRYKER 57-05151	1.2MM XS PROFYLE HAND STANDARD PLATE 5 HOLE OBLIQUE LEFT T-PLATE AS:STRYKER 57-05151	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無	本系統的預定用途在於為手部及腕部的小骨施行內部固定手術	無健保給付產品可比較	38350	FBZ019512001	無
5410	艾康尼斯縫合錨釘 ICONIX SUTURE ANCHOR 1.4MM 1 STRAND #2 FORCE FIBER AS:STRYKER 3910-500-512	ICONIX SUTURE ANCHOR 1.4MM 1 STRAND #2 FORCE FIBER AS:STRYKER 3910-500-512	用於關節鏡手術中關節部的縫合或組織固定	可能出現縫線斷裂情況	此款為全縫線設計錨釘，因直徑小，可減少骨質流失，並提供最大接觸面積，增加癒合	較一般健保品項比較能增加使用年限，以降低病人日後須再次手術機率・	21400	FBZ027420001	本產品是暫時性的體內固定設備，僅限單次使用
5411	互鎖式轉子順行髓內釘 TRIGEN ADOLESCENT TAN NAIL LEFT 8.5MMX30CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-5130	TRIGEN ADOLESCENT TAN NAIL LEFT 8.5MMX30CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-5130	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
5412	互鎖式轉子順行髓內釘 TRIGEN ADOLESCENT TAN NAIL LEFT 8.5MMX40CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-5140	TRIGEN ADOLESCENT TAN NAIL LEFT 8.5MMX40CM AS:SMITH & NEPHEW 7164-5140	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-8隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	79375	FBZ022213006	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
5413	髖部聯合加壓交鎖髓內釘 INTERTROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL SHORT 11.5X20CM 130° AS:SMITH & NEPHEW 7167-5211	INTERTROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL SHORT 11.5X20CM 130° AS:SMITH & NEPHEW 7167-5211	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態纯話管徑、角度、長度每3公分間度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落，配合近端及遠端2-7隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	88000	FBZ022213005	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植入物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植入物的修改是不被允許的"
5414	椎體前側撐開裝置 ADD ANTERIOR DISTRACTION DEVICE 6° 12MM H:16-25MM AS:ULRICH CS 2250-12-16-6	ADD ANTERIOR DISTRACTION DEVICE 6° 12MM H:16-25MM AS:ULRICH CS 2250-12-16-6	上段脊椎(第三節頸椎到第三節胸椎)多節段滑脫、因腫瘤或骨折導致椎體破壞而進行椎體切除術後的多發性不穩定	1.病人可能因對植入物過敏而引發不正常的免疫反應・2.術後病人若無法於配合醫囑行照護及復健會，可能影響效果	椎體前側置換裝置為可旋轉撐開之金屬椎間籠脊椎固定系統，對需頸椎切除者於術後可用來做椎體連結；並提供前側脊柱伸展機制，以校正脊椎剖面並穩固前側脊柱植骨穩定融合・	健保無類似品項	129000	FBZ017369001	建議病人於術後使用頸圍直到骨融合完成
5415	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 16/SM 8MM AS：AESCULAP SW061T	S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 16/SM 8MM AS：AESCULAP SW061T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
5416	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 18/SM 11MM AS：AESCULAP SW067T	S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 18/SM 11MM AS：AESCULAP SW067T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
5417	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 20/SM 12MM AS：AESCULAP SW072T	S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 20/SM 12MM AS：AESCULAP SW072T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
5418	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 22/SM 12MM AS：AESCULAP SW077T	S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 22/SM 12MM AS：AESCULAP SW077T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
5419	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 24/SM 16MM AS：AESCULAP SW083T	S4C SMOOTH SHK.SCREW D4.0 THR 24/SM 16MM AS：AESCULAP SW083T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者

5420	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X52MM AS：AESCULAP SW122T	S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X52MM AS：AESCULAP SW122T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
5421	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X12MM AS：AESCULAP SW142T	S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X12MM AS：AESCULAP SW142T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
5422	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X20MM AS：AESCULAP SW146T	S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X20MM AS：AESCULAP SW146T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
5423	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X28MM AS：AESCULAP SW150T	S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X28MM AS：AESCULAP SW150T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
5424	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X36MM AS：AESCULAP SW154T	S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X36MM AS：AESCULAP SW154T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
5425	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X44MM AS：AESCULAP SW158T	S4C FAVOURED ANGLE SCREW 4.0X44MM AS：AESCULAP SW158T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
5426	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C POLYAXIAL SCREW 3.5X14MM AS：AESCULAP SW163T	S4C POLYAXIAL SCREW 3.5X14MM AS：AESCULAP SW163T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
5427	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C POLYAXIAL SCREW 3.5X22MM AS：AESCULAP SW167T	S4C POLYAXIAL SCREW 3.5X22MM AS：AESCULAP SW167T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
5428	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C POLYAXIAL SCREW 3.5X30MM AS：AESCULAP SW171T	S4C POLYAXIAL SCREW 3.5X30MM AS：AESCULAP SW171T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
5429	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C POLYAXIAL SCREW 4.0X18MM AS：AESCULAP SW175T	S4C POLYAXIAL SCREW 4.0X18MM AS：AESCULAP SW175T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
5430	雅士弗頸椎固定骨螺釘 S4C POLYAXIAL SCREW 4.0X26MM AS：AESCULAP SW179T	S4C POLYAXIAL SCREW 4.0X26MM AS：AESCULAP SW179T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	"使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等"	"本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. "	無健保產品可比較	12900	FBSFCSW000BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者

5431	雅士弗枕骨固定骨板 S4C OCCIPITAL PLATE SMALL 5 HOLES AS：AESCULAP SW202T	S4C OCCIPITAL PLATE SMALL 5 HOLES AS：AESCULAP SW202T	本產品適用於枕骨及頸椎下列症狀：1. 退化性不穩定 2.創傷後不穩定 3.骨折 4.腫瘤病變	“使用本產品需承擔下列風險: 1.植入失敗源於: a.變形彎曲 b.鬆脫 c.斷裂 2.不當之固定 3.骨融合狀況不佳 4.感染 5.椎體或椎骨的骨折 6.外傷於神經根,椎柱,血管,器官等”	“本產品用於枕骨頸椎間,頸椎及上胸椎的單節或多節固定 植入的目的乃協助正常的癒合程序,而非取代正常的身體構造,或正常癒合程序延緩甚至未發生時的永久外力支撐. ”	無健保產品可比較	14300	FBSFCSW200BB	1.應確保手術中安裝正確之操作2.手術醫師應對本系統的術式概念及實務完全了解 3. 在下列情況下不可使用: a.發燒 b.局部或全身性病因所導致之急性或慢性椎體感染 c.懷孕 d.急性骨質疏鬆症 e.可能影響本系統植入效果之藥物或手術行為 f.病患配合度不佳 g.對植入物材質過敏者
5432	人工頸椎椎間盤植入物 ACTIV C FLAT IMPLANT SIZE XXL, H 6MM AS:AESCULAP SW300K	ACTIV C INTERVERTEBRAL DISK PROSTHESIS ACTIV C FLAT IMPLANT SIZE XXL, H 6MM AS:AESCULAP SW300K	C3-C7間單節或相鄰兩節之頸椎退化性疾病治療．植入或取代頸椎C3至C7椎間盤．恢復其椎間盤高度及節段活動．	1植入物彎曲、磨損、鬆脫、斷裂、錯置、位移或固定失敗2神經受損3感染4對植入物有過敏反應5靜脈血栓肺部栓塞心臟停擺6產生組織病變7血腫與傷口癒合缺陷8關節旁鈣化與融合	1.重建並恢復椎間隙高度 2.消除疼痛．保留活動度 3.保護小關節防止進一步退化及相鄰節段退化	此產品無健保品可比較 (可活動式人工椎間盤皆為自費品項)	230000	FBZ019810001	手術後的康復訓練應嚴格遵照．
5433	鎖定上方前方鎖骨骨板 LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE WITH LATERAL 2.7/3.5MM 4H LEFT AS:SYNTHES 04.112.011	LCP SUPERIOR ANTERIOR CLAVICLE PLATE WITH LATERAL 2.7/3.5MM 4H LEFT AS:SYNTHES 04.112.011	1.骨質疏鬆．2.複雜性骨折．3.縮短手術時間．4.材質較好．	1.異物感．2.術後癒合前疼痛感．	“骨板前端獨特的彎曲鉤桿：可深入肩峰關節下空間．提供牢靠有效的固定．防止復發及併發症．手術後立即恢復肩關節活動能力．鎖定加壓組合雙孔洞,支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合”	更好的穩定性與固定效果．鈦合金更符合人體適應性．癒合後可選擇不移除	60000	FBZ020565002	1.需由專業外科醫師使用．2.遵照醫師衛教規定．3.不可與不同材質內植物混用．4切勿重複使用．
5434	髂動脈血管分支支架暨輸送導引系統 ZENITH BRANCH ENDOVASCULAR GRAFT-LLIAC BIF. INTRODUCTION SYSTEM AS:COOK ZBIS-12-45-58	BRANCH ENDOVASCULAR GRAFT-LLIAC BIF. WITH H&L-B ONE-SHOT INTRODUCTION SYSTEM 20FR 12X45X58MM AS:COOK ZBIS-12-45-58	用於血管形態符合血管內修復的髂動脈瘤患者	根據患者疾病嚴重度及醫師個人經驗．可能有手術或麻醉相關併發症、動脈瘤持續增大、內漏、水腫、或血管損傷	第一個專為保留髂內動脈而設計的血管分支支架．有8種尺寸可作為選擇．可避免髂內動脈缺血導致的併發症	無	113000	CBC03ZBS01CK	無
5436	超音波手術用管路系統 STERILE MANIFOLD TUBING (23KHZ) STR./ ANGLED HANDPIECE AS:VALLEYLAB C3600	STERILE MANIFOLD TUBING (23KHZ) STR./ ANGLED HANDPIECE AS:VALLEYLAB C3600	使用超音波震動抽吸儀．沖水吸取廢液用耗材	無	“超音波震碎儀沖水吸廢液專用配件,係用於外科手術程序中破碎、乳化與吸入之軟組織．”	獨特沖吸兩用矽膠管路	6000	TKY014509001	無
5437	博娜膽道內M全包膜金屬支架 兩端直徑8mm中心直徑6mm全長30mm套索70mm 1800MM AS:BBI-080318-B	BONASTENT Biliary M-Intraductal CoverStentBoth EndsOD8mmMid-portion6mmLength30mmLasso70mm1800MM AS:BBI-080318-B	該支架是一種可自我擴張的多邊形圍柱網鎳鈦合金(Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道腫瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人．使於擴張膽道而維持其功能．	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等．	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生．其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長．在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置．	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異．另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險．	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作．
5438	博娜膽道內M全包膜金屬支架 兩端直徑8mm中心直徑6mm全長40mm套索70mm 1800MM AS:BBI-080418-B	BONASTENT Biliary M-Intraductal CoverStentBoth EndsOD8mmMid-portion6mmLength40mmLasso70mm1800MM AS:BBI-080418-B	該支架是一種可自我擴張的多邊形圍柱網鎳鈦合金(Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道腫瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人．使於擴張膽道而維持其功能．	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等．	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生．其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長．在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置．	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異．另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險．	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作．
5439	博娜膽道內M全包膜金屬支架 兩端直徑8mm中心直徑6mm全長50mm套索70mm 1800MM AS:BBI-080518-B	BONASTENT Biliary M-Intraductal CoverStentBoth EndsOD8mmMid-portion6mmLength50mmLasso70mm1800MM AS:BBI-080518-B	該支架是一種可自我擴張的多邊形圍柱網鎳鈦合金(Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道腫瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人．使於擴張膽道而維持其功能．	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等．	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生．其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長．在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置．	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異．另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險．	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作．
5440	博娜膽道內M全包膜金屬支架 兩端直徑8mm中心直徑6mm全長60mm套索70mm 1800MM AS:BBI-080618-B	BONASTENT Biliary M-Intraductal CoverStentBoth EndsOD8mmMid-portion6mmLength60mmLasso70mm1800MM AS:BBI-080618-B	該支架是一種可自我擴張的多邊形圍柱網鎳鈦合金(Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道腫瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人．使於擴張膽道而維持其功能．	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等．	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生．其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長．在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置．	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異．另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險．	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作．
5441	博娜膽道內M全包膜金屬支架 兩端直徑8mm中心直徑6mm全長70mm套索70mm 1800MM AS:BBI-080718-B	BONASTENT Biliary M-Intraductal CoverStentBoth EndsOD8mmMid-portion6mmLength70mmLasso70mm1800MM AS:BBI-080718-B	該支架是一種可自我擴張的多邊形圍柱網鎳鈦合金(Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道腫瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人．使於擴張膽道而維持其功能．	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等．	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生．其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長．在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置．	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異．另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險．	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作．
5442	博娜膽道內M全包膜金屬支架 兩端直徑8mm中心直徑6mm全長80mm套索70mm 1800MM AS:BBI-080818-B	BONASTENT Biliary M-Intraductal CoverStentBoth EndsOD8mmMid-portion6mmLength80mmLasso70mm1800MM AS:BBI-080818-B	該支架是一種可自我擴張的多邊形圍柱網鎳鈦合金(Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道腫瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人．使於擴張膽道而維持其功能．	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等．	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生．其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長．在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置．	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異．另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險．	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作．
5443	博娜膽道內M全包膜金屬支架 兩端直徑10mm中心直徑8mm全長30mm套索70mm 1800MM AS:BBI-100318-B	BONASTENT Biliary M-Intraductal CoverStentBoth EndsOD10mmMid-portion8mmLength30mmLasso70mm1800MM AS:BBI-100318-B	該支架是一種可自我擴張的多邊形圍柱網鎳鈦合金(Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道腫瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人．使於擴張膽道而維持其功能．	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等．	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生．其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長．在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置．	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異．另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險．	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作．
5444	博娜膽道內M全包膜金屬支架 兩端直徑10mm中心直徑8mm全長40mm套索70mm 1800MM AS:BBI-100418-B	BONASTENT Biliary M-Intraductal CoverStentBoth EndsOD10mmMid-portion8mmLength40mmLasso70mm1800MM AS:BBI-100418-B	該支架是一種可自我擴張的多邊形圍柱網鎳鈦合金(Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道腫瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人．使於擴張膽道而維持其功能．	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等．	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生．其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長．在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置．	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異．另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險．	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作．
5445	博娜膽道內M全包膜金屬支架 兩端直徑10mm中心直徑8mm全長50mm套索70mm 1800MM AS:BBI-100518-B	BONASTENT Biliary M-Intraductal CoverStentBoth EndsOD10mmMid-portion8mmLength50mmLasso70mm1800MM AS:BBI-100518-B	該支架是一種可自我擴張的多邊形圍柱網鎳鈦合金(Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道腫瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人．使於擴張膽道而維持其功能．	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等．	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生．其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長．在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置．	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異．另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險．	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作．
5446	博娜膽道內M全包膜金屬支架 兩端直徑10mm中心直徑8mm全長60mm套索70mm 1800MM AS:BBI-100618-B	BONASTENT Biliary M-Intraductal CoverStentBoth EndsOD10mmMid-portion8mmLength60mmLasso70mm1800MM AS:BBI-100618-B	該支架是一種可自我擴張的多邊形圍柱網鎳鈦合金(Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道腫瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人．使於擴張膽道而維持其功能．	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等．	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生．其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長．在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置．	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異．另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險．	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作．
5447	博娜膽道內M全包膜金屬支架 兩端直徑10mm中心直徑8mm全長70mm套索70mm 1800MM AS:BBI-100718-B	BONASTENT Biliary M-Intraductal CoverStentBoth EndsOD10mmMid-portion8mmLength70mmLasso70mm1800MM AS:BBI-100718-B	該支架是一種可自我擴張的多邊形圍柱網鎳鈦合金(Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道腫瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人．使於擴張膽道而維持其功能．	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等．	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生．其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長．在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置．	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異．另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險．	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作．

5448	博娜膽道內M全包膜金屬支架 兩端直徑10mm中心直徑8mm全長80mm套索70mm 1800MM AS:BBI-100818-B	BONASTENT Biliary M-Intraductal CoverStentBoth EndsOD10mmMid-portion8mmLength80mmLasso70mm1800MM AS:BBI-100818-B	該支架是一種可自我擴張的多邊形圍柱網鎳鈦合金（Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道膽瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人，使於擴張膽道而維持其功能。	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作。
5449	博娜膽道內M全包膜金屬支架 兩端直徑10mm中心直徑8mm全長30mm套索100mm 1800MM AS:BBI-100318-L	BONASTENT Biliary M-Intraductal CoverStentBoth EndsOD10mmMid-portion8mmLength30mmLasso100mm1800MM AS:BBI-100318-L	該支架是一種可自我擴張的多邊形圍柱網鎳鈦合金（Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道膽瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人，使於擴張膽道而維持其功能。	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作。
5450	博娜膽道內M全包膜金屬支架 兩端直徑10mm中心直徑8mm全長40mm套索100mm 1800MM AS:BBI-100418-L	BONASTENT Biliary M-Intraductal CoverStentBoth EndsOD10mmMid-portion8mmLength40mmLasso100mm1800MM AS:BBI-100418-L	該支架是一種可自我擴張的多邊形圍柱網鎳鈦合金（Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道膽瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人，使於擴張膽道而維持其功能。	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作。
5451	博娜膽道內M全包膜金屬支架 兩端直徑10mm中心直徑8mm全長50mm套索100mm 1800MM AS:BBI-100518-L	BONASTENT Biliary M-Intraductal CoverStentBoth EndsOD10mmMid-portion8mmLength50mmLasso100mm1800MM AS:BBI-100518-L	該支架是一種可自我擴張的多邊形圍柱網鎳鈦合金（Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道膽瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人，使於擴張膽道而維持其功能。	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作。
5452	博娜膽道內M全包膜金屬支架 兩端直徑10mm中心直徑8mm全長60mm套索100mm 1800MM AS:BBI-100618-L	BONASTENT Biliary M-Intraductal CoverStentBoth EndsOD10mmMid-portion8mmLength60mmLasso100mm1800MM AS:BBI-100618-L	該支架是一種可自我擴張的多邊形圍柱網鎳鈦合金（Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道膽瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人，使於擴張膽道而維持其功能。	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作。
5453	博娜膽道內M全包膜金屬支架 兩端直徑10mm中心直徑8mm全長70mm套索100mm 1800MM AS:BBI-100718-L	BONASTENT Biliary M-Intraductal CoverStentBoth EndsOD10mmMid-portion8mmLength70mmLasso100mm1800MM AS:BBI-100718-L	該支架是一種可自我擴張的多邊形圍柱網鎳鈦合金（Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道膽瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人，使於擴張膽道而維持其功能。	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作。
5454	博娜膽道內M全包膜金屬支架 兩端直徑10mm中心直徑8mm全長80mm套索100mm 1800MM AS:BBI-100818-L	BONASTENT Biliary M-Intraductal CoverStentBoth EndsOD10mmMid-portion8mmLength80mmLasso100mm1800MM AS:BBI-100818-L	該支架是一種可自我擴張的多邊形圍柱網鎳鈦合金（Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道膽瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人，使於擴張膽道而維持其功能。	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作。
5455	博娜膽道內M全包膜金屬支架 兩端直徑8mm中心直徑6mm全長30mm套索100mm 1800MM AS:BBI-080318-L	BONASTENT Biliary M-Intraductal CoverStentBoth EndsOD8mmMid-portion6mmLength30mmLasso100mm1800MM AS:BBI-080318-L	該支架是一種可自我擴張的多邊形圍柱網鎳鈦合金（Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道膽瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人，使於擴張膽道而維持其功能。	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作。
5456	博娜膽道內M全包膜金屬支架 兩端直徑8mm中心直徑6mm全長40mm套索100mm 1800MM AS:BBI-080418-L	BONASTENT Biliary M-Intraductal CoverStentBoth EndsOD8mmMid-portion6mmLength40mmLasso100mm1800MM AS:BBI-080418-L	該支架是一種可自我擴張的多邊形圍柱網鎳鈦合金（Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道膽瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人，使於擴張膽道而維持其功能。	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作。
5457	博娜膽道內M全包膜金屬支架 兩端直徑8mm中心直徑6mm全長50mm套索100mm 1800MM AS:BBI-080518-L	BONASTENT Biliary M-Intraductal CoverStentBoth EndsOD8mmMid-portion6mmLength50mmLasso100mm1800MM AS:BBI-080518-L	該支架是一種可自我擴張的多邊形圍柱網鎳鈦合金（Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道膽瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人，使於擴張膽道而維持其功能。	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作。
5458	博娜膽道內M全包膜金屬支架 兩端直徑8mm中心直徑6mm全長60mm套索100mm 1800MM AS:BBI-080618-L	BONASTENT Biliary M-Intraductal CoverStentBoth EndsOD8mmMid-portion6mmLength60mmLasso100mm1800MM AS:BBI-080618-L	該支架是一種可自我擴張的多邊形圍柱網鎳鈦合金（Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道膽瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人，使於擴張膽道而維持其功能。	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作。
5459	博娜膽道內M全包膜金屬支架 兩端直徑8mm中心直徑6mm全長70mm套索100mm 1800MM AS:BBI-080718-L	BONASTENT Biliary M-Intraductal CoverStentBoth EndsOD8mmMid-portion6mmLength70mmLasso100mm1800MM AS:BBI-080718-L	該支架是一種可自我擴張的多邊形圍柱網鎳鈦合金（Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道膽瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人，使於擴張膽道而維持其功能。	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作。
5460	博娜膽道內M全包膜金屬支架 兩端直徑8mm中心直徑6mm全長80mm套索100mm 1800MM AS:BBI-080818-L	BONASTENT Biliary M-Intraductal CoverStentBoth EndsOD8mmMid-portion6mmLength80mmLasso100mm1800MM AS:BBI-080818-L	該支架是一種可自我擴張的多邊形圍柱網鎳鈦合金（Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道膽瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人，使於擴張膽道而維持其功能。	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作。
5461	博娜膽道內M全包膜金屬支架 兩端直徑12mm中心直徑8mm全長30mm套索70mm 1800MM AS:BBI-120318-M	BONASTENT Biliary M-Intraductal CoverStentBoth EndsOD12mmMid-portion8mmLength30mmLasso70mm1800MM AS:BBI-120318-M	該支架是一種可自我擴張的多邊形圍柱網鎳鈦合金（Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道膽瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人，使於擴張膽道而維持其功能。	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作。
5462	博娜膽道內M全包膜金屬支架 兩端直徑12mm中心直徑8mm全長40mm套索70mm 1800MM AS:BBI-120418-M	BONASTENT Biliary M-Intraductal CoverStentBoth EndsOD12mmMid-portion8mmLength40mmLasso70mm1800MM AS:BBI-120418-M	該支架是一種可自我擴張的多邊形圍柱網鎳鈦合金（Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道膽瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人，使於擴張膽道而維持其功能。	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作。
5463	博娜膽道內M全包膜金屬支架 兩端直徑12mm中心直徑8mm全長50mm套索70mm 1800MM AS:BBI-120518-M	BONASTENT Biliary M-Intraductal CoverStentBoth EndsOD12mmMid-portion8mmLength50mmLasso70mm1800MM AS:BBI-120518-M	該支架是一種可自我擴張的多邊形圍柱網鎳鈦合金（Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道膽瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人，使於擴張膽道而維持其功能。	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作。

5464	博娜膽道內M全包膜金屬支架 兩端直徑12mm中心直徑8mm全長60mm套索70mm 1800MM AS:BBI-120618-M	BONASTENT Biliary M-Intraductal CoverStentBoth EndsOD12mmMid-portion8mmLength60mmLasso70mm1800MM AS:BBI-120618-M	該支架是一種可自我擴張的多邊形圓柱網鎳鈦合金 (Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道腫瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人，使於擴張膽道而維持其功能。	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作。
5465	博娜膽道內M全包膜金屬支架 兩端直徑12mm中心直徑8mm全長70mm套索70mm 1800MM AS:BBI-120718-M	BONASTENT Biliary M-Intraductal CoverStentBoth EndsOD12mmMid-portion8mmLength70mmLasso70mm1800MM AS:BBI-120718-M	該支架是一種可自我擴張的多邊形圓柱網鎳鈦合金 (Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道腫瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人，使於擴張膽道而維持其功能。	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作。
5466	博娜膽道內M全包膜金屬支架 兩端直徑12mm中心直徑8mm全長80mm套索70mm 1800MM AS:BBI-120818-M	BONASTENT Biliary M-Intraductal CoverStentBoth EndsOD12mmMid-portion8mmLength80mmLasso70mm1800MM AS:BBI-120818-M	該支架是一種可自我擴張的多邊形圓柱網鎳鈦合金 (Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道腫瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人，使於擴張膽道而維持其功能。	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作。
5467	博娜膽道全包膜金屬支架 直徑8mm支架長40mm可工作全長1800mm AS:BBC-080418	BONASTENT Biliary CoverStent OD:8mm Length:40mm UsableLength:1800mm AS:BBC-080418	該支架是一種可自我擴張的多邊形圓柱網鎳鈦合金 (Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道腫瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人，使於擴張膽道而維持其功能。	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作。
5468	博娜膽道全包膜金屬支架 直徑8mm支架長50mm可工作全長1800mm AS:BBC-080518	BONASTENT Biliary CoverStent OD:8mm Length:50mm UsableLength:1800mm AS:BBC-080518	該支架是一種可自我擴張的多邊形圓柱網鎳鈦合金 (Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道腫瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人，使於擴張膽道而維持其功能。	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作。
5469	博娜膽道全包膜金屬支架 直徑8mm支架長60mm可工作全長1800mm AS:BBC-080618	BONASTENT Biliary CoverStent OD:8mm Length:60mm UsableLength:1800mm AS:BBC-080618	該支架是一種可自我擴張的多邊形圓柱網鎳鈦合金 (Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道腫瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人，使於擴張膽道而維持其功能。	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作。
5470	博娜膽道全包膜金屬支架 直徑8mm支架長70mm可工作全長1800mm AS:BBC-080718	BONASTENT Biliary CoverStent OD:8mm Length:70mm UsableLength:1800mm AS:BBC-080718	該支架是一種可自我擴張的多邊形圓柱網鎳鈦合金 (Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道腫瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人，使於擴張膽道而維持其功能。	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作。
5471	博娜膽道全包膜金屬支架 直徑8mm支架長80mm可工作全長1800mm AS:BBC-080818	BONASTENT Biliary CoverStent OD:8mm Length:80mm UsableLength:1800mm AS:BBC-080818	該支架是一種可自我擴張的多邊形圓柱網鎳鈦合金 (Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道腫瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人，使於擴張膽道而維持其功能。	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作。
5472	博娜膽道全包膜金屬支架 直徑8mm支架長90mm可工作全長1800mm AS:BBC-080918	BONASTENT Biliary CoverStent OD:8mm Length:90mm UsableLength:1800mm AS:BBC-080918	該支架是一種可自我擴張的多邊形圓柱網鎳鈦合金 (Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道腫瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人，使於擴張膽道而維持其功能。	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作。
5473	博娜膽道全包膜金屬支架 直徑8mm支架長100mm可工作全長1800mm AS:BBC-081018	BONASTENT Biliary CoverStent OD:8mm Length:100mm UsableLength:1800mm AS:BBC-081018	該支架是一種可自我擴張的多邊形圓柱網鎳鈦合金 (Nitinol)絲線材質可以用來治療因惡膽道腫瘤的壓迫或因為良性膽道狹窄而導致膽道阻塞的病人，使於擴張膽道而維持其功能。	無相關特別之研究,可能發生的併發症包括流血、發燒、穿孔、敗血症等等。	支架的兩端都有大凸緣的設計可以加強固定支架的位置並有效防止支架置放後的位移情況發生。其特殊的管腔及矽膠覆膜設計可以用來預防腫瘤向內生長。在近端凸緣處設計附有一條套索可以在支架已展開或超過阻塞位置時幫助取回或拉動支架至正確位置。	健保給付品為膽道塑膠支架其材質與管徑大小皆與此品有使用期限上之差異，另外整體可降低感染之風險與降低檢查治療次數與風險。	65000	CDZ023568001	此支架的使用應該由有受良好支架置放訓練及支架置放後的照顧訓練的醫事從業人員來進行操作。
5474	因特達文西第四代無刀片穿刺針(可視型) 加長型 8MM(OPTINAL) AS:INTUITIVE 470360	BLADELESS OBTURATOR LONG 8MM(OPTINAL) FOR DA VINCI VI AS:INTUITIVE 470360	配合達文西手術使用	無	配合達文西手術使用	無	3500	S8028057048	本內視鏡器械及配件，不可用於軟骨、骨頭或堅硬物件上。這麼做可能會造成器械，進而無法從套管中取出。不可故意或無意地將帶能量的器械，透過接觸型的內視鏡器械來接借能量。
5475	多普樂噴灑微創侵入式導管及替換尖嘴 BAXTER-DUPLOSPARY APPLICATOR AND TIP DUPLOSPARY MIS 40CM AS:0600030	BAXTER-DUPLOSPARY MIS APPLICATOR AND TIPDUPLOSPARY MIS 40CM AS:0600030	本品項限搭配用於主產品Tisseel於腹腔鏡手術使用。	目前無已知副作用。	可運用於腹腔鏡手術使用。	無/僅適用搭配主產品Tisseel使用。	2950	TTZ021336003	本品僅限一名病患使用，勿再消毒使用。
5476	多普樂提雙管應用導管 31.8CM BAXTER-DUPLO TIP DUAL LUMEN CANNULA AS:SA376003000000	BAXTER-DUPLO TIP DUAL LUMEN CANNULA AS:SA376003000000	本品項限搭配用於主產品Tisseel於腹腔鏡手術使用。	目前無已知副作用。	可運用於腹腔鏡手術使用。	無/僅適用搭配主產品Tisseel使用。	2600	TTZ020657003	本品僅限一名病患使用，勿再消毒使用。
5477	多普可斯應用導管 35CM BAXTER-DUPLOCATH APPLICATION CATHETER AS:DUPLO CATH 35 M.I.S	BAXTER-DUPLOCATH APPLICATION CATHETER AS:DUPLO CATH 35 M.I.S	本品項限搭配用於主產品Tisseel於腹腔鏡手術使用。	目前無已知副作用。	可運用於腹腔鏡手術使用。	無/僅適用搭配主產品Tisseel使用。	2600	TTZ017780002	本品僅限一名病患使用，勿再消毒使用。
5478	組織黏膠劑 FLEXIFUZE TOPICAL TISSUE ADHESIVE 0.75ML AS:INDERMIL CM001	FLEXIFUZE TOPICAL TISSUE ADHESIVE 0.75ML AS:INDERMIL CM001	主要用於皮膚張力低的表層皮膚黏著，且患部經過簡單，徹底清潔本產品可與真皮層縫線合併使用。	使用可能會發生下述不良事件：傷口裂開：感染;紅斑，水腫，輿滲液等急性發炎;與眼睛等非預期組織黏接;聚合作用過程中的高溫不適感;過敏。	主要用於皮膚張力低的表層皮膚黏著，且患部經過簡單，徹底清潔本產品可與真皮層縫線合併使用。	用於皮膚張力低的表層皮膚黏著，且患部經過簡單，徹底清潔本產品可與真皮層縫線合併使用。	3300	WDY030147001	產品不可使用於出現活動性微生物，細菌或真菌感染跡象，或壞疽的傷口上本產品不可用於褥瘡，動物或人類啃咬傷口，或刀傷上。
5479	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 10X40MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM10040	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 10X40MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM10040	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化: 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞: 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)，與鉏過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。

5480	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 10X60MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM10060	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 10X60MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM10060	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)、與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5481	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 10X80MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM10080	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 10X80MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM10080	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)、與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5482	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 10X100MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM10100	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 10X100MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM10100	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)、與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5483	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 12X40MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM12040	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 12X40MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM12040	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)、與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5484	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 12X60MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM12060	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 12X60MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM12060	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)、與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5485	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 12X80MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM12080	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 12X80MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM12080	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)、與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5486	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 12X100MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM12100	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 12X100MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM12100	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)、與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5487	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 14X40MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM14040	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 14X40MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM14040	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)、與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5488	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 14X60MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM14060	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 14X60MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM14060	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)、與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5489	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 14X80MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM14080	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 14X80MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM14080	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)、與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5490	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 14X100MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM14100	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 14X100MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM14100	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)、與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。

5491	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 16X40MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM16040	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 16X40MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM16040	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)，與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5492	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 16X60MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM16060	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 16X60MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM16060	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)，與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5493	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 16X80MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM16080	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 16X80MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM16080	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)，與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5494	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 16X100MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM16100	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 16X100MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM16100	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)，與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5495	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 18X40MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM18040	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 18X40MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM18040	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)，與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5496	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 18X60MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM18060	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 18X60MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM18060	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)，與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5497	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 18X80MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM18080	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 18X80MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM18080	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)，與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5498	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 18X100MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM18100	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 18X100MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM18100	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)，與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5499	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 20X40MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM20040	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 20X40MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM20040	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)，與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5500	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 20X60MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM20060	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 20X60MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM20060	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)，與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5501	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 20X80MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM20080	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 20X80MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM20080	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)，與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。

5502	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 20X100MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM20100	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 20X100MMX80CMAS:ANGIOMED VENEM20100	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)、與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5503	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 12X40MMX120CMAS:ANGIOMED VENEL12040	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 12X40MMX120CMAS:ANGIOMED VENEL12040	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)、與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5504	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 12X60MMX120CMAS:ANGIOMED VENEL12060	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 12X60MMX120CMAS:ANGIOMED VENEL12060	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)、與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5505	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 12X80MMX120CMAS:ANGIOMED VENEL12080	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 12X80MMX120CMAS:ANGIOMED VENEL12080	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)、與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5506	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 12X100MMX120CMAS:ANGIOMED VENEL12100	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 12X100MMX120CMAS:ANGIOMED VENEL12100	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)、與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5507	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 14X40MMX120CMAS:ANGIOMED VENEL14040	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 14X40MMX120CMAS:ANGIOMED VENEL14040	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)、與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5508	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 14X60MMX120CMAS:ANGIOMED VENEL14060	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 14X60MMX120CMAS:ANGIOMED VENEL14060	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)、與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5509	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 14X80MMX120CMAS:ANGIOMED VENEL14080	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 14X80MMX120CMAS:ANGIOMED VENEL14080	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)、與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5510	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 14X100MMX120CMAS:ANGIOMED VENEL14100	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 14X100MMX120CMAS:ANGIOMED VENEL14100	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)、與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5511	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 16X40MMX120CMAS:ANGIOMED VENEL16040	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 16X40MMX120CMAS:ANGIOMED VENEL16040	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)、與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5512	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 16X60MMX120CMAS:ANGIOMED VENEL16060	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 16X60MMX120CMAS:ANGIOMED VENEL16060	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化; 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞; 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)、與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。

5513	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 16X80MMX120CMAS:ANGIOMED VENEL16080	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 16X80MMX120CMAS:ANGIOMED VENEL16080	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化: 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞: 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)，與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5514	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 16X100MMX120CMAS:ANGIOMED VENEL16100	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 16X100MMX120CMAS:ANGIOMED VENEL16100	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化: 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞: 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)，與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5515	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 18X40MMX120CMAS:ANGIOMED VENEL18040	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 18X40MMX120CMAS:ANGIOMED VENEL18040	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化: 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞: 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)，與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5516	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 18X60MMX120CMAS:ANGIOMED VENEL18060	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 18X60MMX120CMAS:ANGIOMED VENEL18060	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化: 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞: 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)，與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5517	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 18X80MMX120CMAS:ANGIOMED VENEL18080	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 18X80MMX120CMAS:ANGIOMED VENEL18080	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化: 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞: 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)，與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5518	巴德維尼弗靜脈支架系統 BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 18X100MMX120CMAS:ANGIOMED VENEL18100	BARD VENOVO VENOUS STENT SYSTEM 18X100MMX120CMAS:ANGIOMED VENEL18100	髂股靜脈的狹窄與閉塞	無	專為髂股靜脈設計的支架，用於髂股靜脈的狹窄與閉塞的治療，比一般周邊動脈支架更強化: 向外徑向力、支撐力、柔軟度及血管順應性。支架釋放採雙速撥輪方式，可準確定位及操控支架置放。	目前健保品項中沒有給付靜脈支架，僅有類似的髂動脈支架。靜脈和動脈在解剖學構造上有顯著差異，使用專門髂股靜脈支架治療慢性髂股靜脈閉塞: 長期血管暢通率高、技術成功率高、併發症發生率低。	68600	CBZ030010001	禁止用於：對鎳鈦合金(鎳、鈦)，與鉭過敏的患者。無法接受建議的抗血小板與/或抗凝血治療的患者。請勿用於完全靜脈閉塞、無法通過擴張獲得導線所需通道的患者；請勿在對側穿刺的方式使用本裝置；將此裝置用於動脈系統的安全性和有效性尚未獲得確立。
5519	喉返神經監測電極組(喉管電極6-7MM +單極探頭+皮下電極綠色針) AS:INOMED 530855+525608+533625	ADHESIVE ELECTRODE 6-7MM+MONOPOLAR STIMULATION PROBE+SUBDERMAL NEEDLE ELECTRODE AS:INOMED 530855+525608+533625	1.??進行甲狀腺切除術等頸部手門時進行喉返神經保護與監測。2.插管時可適用各種鼻彎管與喉管，適合內視鏡、微創與BABA等手術方式。3.360度四頻道感應電極，插管容易。4.敏感度佳，為他牌3倍以上。	無	1.??進行甲狀腺切除術等頸部手門時進行喉返神經保護與監測。2.插管時可適用各種鼻彎管與喉管，適合內視鏡、微創與BABA等手術方式。3.360度四頻道感應電極，插管容易。4.敏感度佳，為他牌3倍以上。	無健保對應給付項目	27500	NEY026798W01	?對不能將患者用刺激電極浸入水中! 配件的使用要遵守操作手冊的規範，。
5520	喉返神經監測電極組(喉管電極7-9MM +單極探頭+皮下電極綠色針) AS:INOMED 530856+525608+533625	ADHESIVE ELECTRODE 7-9MM+MONOPOLAR STIMULATION PROBE+SUBDERMAL NEEDLE ELECTRODE AS:INOMED 530856+525608+533625	1.??進行甲狀腺切除術等頸部手門時進行喉返神經保護與監測。2.插管時可適用各種鼻彎管與喉管，適合內視鏡、微創與BABA等手術方式。3.360度四頻道感應電極，插管容易。4.敏感度佳，為他牌3倍以上。	無	1.??進行甲狀腺切除術等頸部手門時進行喉返神經保護與監測。2.插管時可適用各種鼻彎管與喉管，適合內視鏡、微創與BABA等手術方式。3.360度四頻道感應電極，插管容易。4.敏感度佳，為他牌3倍以上。	無健保對應給付項目	27500	NEY026798W01	?對不能將患者用刺激電極浸入水中! 配件的使用要遵守操作手冊的規範，。
5521	護膠片環　４５㎜	PROTECTIVE WAFER WITH FLANGE 45MM	雙片式造口保護皮可單獨更換造口袋，方便病人於出院後自我照護。惟目前雙片式造口保護皮皆無健保給付。	無	1.親敷性好，過敏性低。2.雙片式設計可更換便袋，方便使用。3.可搭配不同的造口袋(透明/不透明，開口/封口)，視不同場合選擇適宜產品。4.最久可用七天。	1.雙片式設計，可搭配不同種造口便袋使用。2.可單獨更換便袋，減少造口週圍皮膚傷害。	30	BBZ002950001	1.使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。2.萬一產品對皮膚造成刺激，請立即停止使用，並向醫療專業人士諮詢。3.當到造口或造口周圍皮膚鄰近區域的血液循環受損時，須小心使用。4.必需確保造口周圍的皮膚清潔乾燥,沒有沾上任何溶劑或油脂物質。
5522	雙極電燒汽化槍 TRIGGER FLEX BIPOLAR SYSTEM 40CM AS：ELLIQUENCE DTF-40	TRIGGER FLEX BIPOLAR SYSTEM 40CM AS：ELLIQUENCE DTF-40	微創腰椎內視鏡椎間盤切除手術之醫材，上開手術非屬現行支付標準表列診療項目，且已列入醫療科技評估(HTA)，故此手術為健保不給付項目，必須由病患自費。椎間盤突出導致之坐骨神經疼痛及下背部之疼痛麻木。	無	經由脊椎內視鏡配合特殊高頻止血氣化儀及脊椎內視鏡器械，解決因椎間盤突出導致之坐骨神經疼痛及下背部之疼痛麻木。	1.復建。2.使用藥物治療坐骨神經痛及下背痛。3.選擇傳統脊椎手術。	78000	S2022615001	1.本醫療器材及手術方式只限專業醫師使用。2.如果此手術之醫療器材任何包裝在使用前有任何破損，請勿使用。
5523	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE STANDARD LEFT 10H AS:ACUMED 70-0356	ACU-LOC 2 VDR PLATE STANDARD LEFT 10H AS:ACUMED 70-0356	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖入時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	49000	FBZ019750001	不可重覆使用
5524	泰瑞斯可吸收式抗菌網袋 7.4CMX8.5CM AS:MEDTRONIC CMRM6133EU	TYRX ABSORBABLE ANTIBACTERIAL ENVELOPE 7.4CMX8.5CM AS:MEDTRONIC CMRM6133EU	本產品為完全可吸收性、已滅菌之抗菌裝置，用來安全地包覆心臟節律器或去顫器。體外試驗的結果顯示，本產品可對下列菌種有抗菌活性：金黃色葡萄球菌、抗藥性金黃色葡萄球菌(MRSA)、表皮葡萄球菌、路鄧葡萄球菌、大腸桿菌及鮑氏不動桿菌。目前為健保尚未納入給付特材品項。	目前尚未有長期資料證實本產品的組織反應是否與 Parsonnet pacemaker pouch相當。如同任何植入節律器及去顫器的手術，可能的併發症包括：血清腫、沾黏、血腫、發炎、裝置穿出或瘻管形成。若開始有感染現象，請依標準程序積極治療，包括移除裝置(若病患適合)。	本產品為完全可吸收性、已滅菌之抗菌裝置，用來安全地包覆心臟節律器或去顫器。體外試驗的結果顯示，本產品可對下列菌種有抗菌活性：金黃色葡萄球菌、抗藥性金黃色葡萄球菌(MRSA)、表皮葡萄球菌、路鄧葡萄球菌、大腸桿菌及鮑氏不動桿菌。目前為健保尚未納入給付特材品項。	多項研究證實，在具植入式心臟裝置且同時具高感染風險的病患中，使用本產品可以降低69%至100%的感染風險。	37500	FHZ030303001	1. 本產品僅限合格之節律器及去顫器植入醫師使用。2. 目前未有已知的rifampicin及minocycline交互作用。如同許多藥品，碰觸含碘溶液可能降低rifampicin及 minocycline的效果。3. 請勿改變局部或全身性抗生素在術前、術中、術後的一般用法。

5525	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE STANDARD RIGHT 10H AS:ACUMED 70-0357	ACU-LOC 2 VDR PLATE STANDARD RIGHT 10H AS:ACUMED 70-0357	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・5.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・5.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・5.互鎖式骨釘更加牢固・	49000	FBZ019750001	不可重覆使用
5526	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE NARROW LEFT 9H AS:ACUMED 70-0358	ACU-LOC 2 VDR PLATE NARROW LEFT 9H AS:ACUMED 70-0358	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・6.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・6.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・6.互鎖式骨釘更加牢固・	49000	FBZ019750001	不可重覆使用
5527	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE NARROW RIGHT 9H AS:ACUMED 70-0359	ACU-LOC 2 VDR PLATE NARROW RIGHT 9H AS:ACUMED 70-0359	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・7.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・7.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・7.互鎖式骨釘更加牢固・	49000	FBZ019750001	不可重覆使用
5528	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE WIDE LEFT 11H AS:ACUMED 70-0360	ACU-LOC 2 VDR PLATE WIDE LEFT 11H AS:ACUMED 70-0360	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・8.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・8.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・8.互鎖式骨釘更加牢固・	49000	FBZ019750001	不可重覆使用
5529	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE WIDE RIGHT 11H AS:ACUMED 70-0361	ACU-LOC 2 VDR PLATE WIDE RIGHT 11H AS:ACUMED 70-0361	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・9.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・9.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・9.互鎖式骨釘更加牢固・	49000	FBZ019750001	不可重覆使用
5530	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE STANDARD LONG LEFT 12HAS:ACUMED 70-0368	ACU-LOC 2 VDR PLATE STANDARD LONG LEFT 12HAS:ACUMED 70-0368	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・10.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・10.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・10.互鎖式骨釘更加牢固・	49000	FBZ019750001	不可重覆使用
5531	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE STANDARD LONG RIGHT 12HAS:ACUMED 70-0369	ACU-LOC 2 VDR PLATE STANDARD LONG RIGHT 12HAS:ACUMED 70-0369	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・11.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・11.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・11.互鎖式骨釘更加牢固・	49000	FBZ019750001	不可重覆使用
5532	艾克曼手腕貼附骨板 ACU-LOC 2 VDR PLATE NARROW LONG LEFT 11HAS:ACUMED 70-0370	ACU-LOC 2 VDR PLATE NARROW LONG LEFT 11HAS:ACUMED 70-0370	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・12.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・12.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・12.互鎖式骨釘更加牢固・	49000	FBZ019750001	不可重覆使用
5533	食道弛緩氣球擴張導管, 氣球長度80MM, 直徑30MM, AS:ENDO-FLEX 3413080	ACHALASIS SINGLE-SIZE BALLOON DILIATOR, BALLOON LENGTH:80MM,BALLON OD:30MM, AS:ENDO-FLEX 3413080	以內視鏡方式擴張消化道的狹窄部位・包括食道、幽門、結腸、十二指腸、膽道系統擴張・導管管銷直徑只有7Fr目前是市面上最細的，容易進出內視鏡的工作管徑方便操作使用;導管有2個記號，在X光下可透視顯影方便確認氣球擴張的位置・	能出現穿孔、出血、感染、敗血症感染及因顯影劑而引起的過敏性副作用・	可依需要擴張成三種不同的直徑，依序逐漸擴張至較大的直徑，這些都標示在包裝上及軸上標籤・氣球導管內有2個記號，在X光下可透視顯影，方便確認氣球擴張的位置，可擴張於腸胃道,膽道亦可通過導線及可打顯影劑之功能・	無健保給付同類品可比較	22000	CBY023714001	1.了解使用本產品時所需內視鏡的最小管徑・2.不要使用氣體填裝氣球，建議使用無菌的等張食鹽水:低黏性的顯影劑或是將二者混合後使用・3.在氣球未完全消氣前，切勿將導管向後拉拉人工作走道・
5534	橢圓狀鑽石研磨頭　１．２５ＭＭ	ELLIPTICALLY SHAPED BURR 1.25MM	"為一種獨特的治療方式或輔以血管成型術用氣球導管使用，適用於有冠狀動脈血管疾病且血管內有鈣化之病患,血管鈣化是一般氣球無法打開.必須用這種特殊的鑽磨研麼過去,才有辦法做冠狀動脈血管, 也就是人稱的心導管手術."	1.僅留的血管危及左心室功能者・2. 腫靜脈血管者・3.用羅塔塔特旋轉血管成形系統來處理前，經血管攝影證明其血管有纖維化之患者・其病患已經經由溶血性之藥物治療(如: UroKinase)，其纖維化已被解決2-4週後，其阻塞區可用羅塔塔特系統來處理	"為一種獨特的治療方式或輔以血管成型術用氣球導管使用，適用於有冠狀動脈血管疾病且血管內有鈣化之病患,血管鈣化是一般氣球無法打開.必須用這種特殊的鑽磨研麼過去,才有辦法做冠狀動脈血管, 也就是人稱的心導管手術."	無	29030	CBZ010939001	無
5535	食道弛緩氣球擴張導管, 氣球長度80MM, 直徑35MM, AS:ENDO-FLEX 3413580	ACHALASIS SINGLE-SIZE BALLOON DILIATOR, BALLOON LENGTH:80MM,BALLON OD:35MM AS:ENDO-FLEX 3413580	以內視鏡方式擴張消化道的狹窄部位・包括食道、幽門、結腸、十二指腸、膽道系統擴張・導管管銷直徑只有7Fr目前是市面上最細的，容易進出內視鏡的工作管徑方便操作使用;導管有2個記號，在X光下可透視顯影方便確認氣球擴張的位置・	可能出現穿孔、出血、感染、敗血症感染及因顯影劑而引起的過敏性副作用・	可依需要擴張成三種不同的直徑，依序逐漸擴張至較大的直徑，這些都標示在包裝上及軸上標籤・氣球導管內有2個記號，在X光下可透視顯影，方便確認氣球擴張的位置，可擴張於腸胃道,膽道亦可通過導線及可打顯影劑之功能・	無健保給付同類品可比較	22000	CBY023714001	1.了解使用本產品時所需內視鏡的最小管徑・2.不要使用氣體填裝氣球，建議使用無菌的等張食鹽水:低黏性的顯影劑或是將二者混合後使用・3.在氣球未完全消氣前，切勿將導管向後拉拉人工作走道・
5536	食道弛緩氣球擴張導管 氣球長度80MM,直徑40MM AS:ENDO-FLEX 3414080	ACHALASIS SINGLE-SIZE BALLOON DILIATOR BALLOON LENGTH:80MM,BALLON OD:40MM AS:ENDO-FLEX 3414080	以內視鏡方式擴張消化道的狹窄部位・包括食道、幽門、結腸、十二指腸、膽道系統擴張・導管管銷直徑只有7Fr目前是市面上最細的，容易進出內視鏡的工作管徑方便操作使用;導管有2個記號，在X光下可透視顯影方便確認氣球擴張的位置・	可能出現穿孔、出血、感染、敗血症感染及因顯影劑而引起的過敏性副作用・	可依需要擴張成三種不同的直徑，依序逐漸擴張至較大的直徑，這些都標示在包裝上及軸上標籤・氣球導管內有2個記號，在X光下可透視顯影，方便確認氣球擴張的位置，可擴張於腸胃道,膽道亦可通過導線及可打顯影劑之功能・	無健保給付同類品可比較	22000	CBY023714001	1.了解使用本產品時所需內視鏡的最小管徑・2.不要使用氣體填裝氣球，建議使用無菌的等張食鹽水:低黏性的顯影劑或是將二者混合後使用・3.在氣球未完全消氣前，切勿將導管向後拉拉人工作走道・
5537	輸尿管清石導引鞘(Y型) URETERAL ACCESS SHEATH 10FRX36CM AS:WELL LEAD 901110360	URETERAL ACCESS SHEATH 10FRX36CM AS:WELL LEAD 901110360	用以提高結石清除率，降低手術腔內壓力，減少感染及降低手術併發症・	少部份患者術後會有輸尿管狹窄的問題・	在內視鏡手術中建立手術通道，起擴張、支撐、引流、吸引的作用，碎石及清石可同步進行，可優化手術視野，有效提高結石清除率、防止結石返流、降低手術過程中的腔內壓力、減少感染率及降低手術併發症・	傳統手術，手術過程中需使用取石網、取石鉗等器械，反覆取石中容易傷到輸尿道黏膜及相關組織，手術時間也較長;相對地，"威德"輸尿管導引鞘，可快速吸石，提高結石清除率，有效降低腔內壓及術後感染率・	40000	CKZ000934001	若患者的輸尿道過於狹窄時，在放置輸尿管導引鞘時，會有傷害患者輸尿道的風險・若有輸尿道狹窄的患者，建議可先放置雙J導管1~2週・
5538	輸尿管清石導引鞘(Y型) URETERAL ACCESS SHEATH 12FRX36CM AS:WELL LEAD 901112360	URETERAL ACCESS SHEATH 12FRX36CM AS:WELL LEAD 901112360	用以提高結石清除率，降低手術腔內壓力，減少感染及降低手術併發症・	少部份患者術後會有輸尿管狹窄的問題・	在內視鏡手術中建立手術通道，起擴張、支撐、引流、吸引的作用，碎石及清石可同步進行，可優化手術視野，有效提高結石清除率、防止結石返流、降低手術過程中的腔內壓力、減少感染率及降低手術併發症・	傳統手術，手術過程中需使用取石網、取石鉗等器械，反覆取石中容易傷到輸尿道黏膜及相關組織，手術時間也較長;相對地，"威德"輸尿管導引鞘，可快速吸石，提高結石清除率，有效降低腔內壓及術後感染率・	40000	CKZ000934001	若患者的輸尿道過於狹窄時，在放置輸尿管導引鞘時，會有傷害患者輸尿道的風險・若有輸尿道狹窄的患者，建議可先放置雙J導管1~2週・
5539	泰瑞斯可吸收式抗菌網袋 6.3CMX6.9CM AS:MEDTRONIC CMRM6122EU	TYRX ABSORBABLE ANTIBACTERIAL ENVELOPE 6.3CMX6.9CM AS:MEDTRONIC CMRM6122EU	本產品為完全可吸收性、已滅菌之抗菌裝置，用來安全地包覆心臟節律器或去顫器・體外試驗的結果顯示，本產品可對下列菌種有抗菌活性：金黃色葡萄球菌、抗無性金黃色葡萄球菌(MRSA)、表皮葡萄球菌、路德葡萄球菌、大腸桿菌及鮑氏不動桿菌・目前為健保尚未納入給付特材品項・	目前尚未有長期資料證實本產品的組織反應是否與 Parsonnet pacemaker pouch相當・如同任何植入節律器及去顫器的手術，可能的併發症包括：血清腫、沾黏、血腫、發炎、裝置穿出或瘻管形成・若開始有感染現象，請依標準程序積極治療，包括移除裝置(若病患適合)・	本產品為完全可吸收性、已滅菌之抗菌裝置，用來安全地包覆心臟節律器或去顫器・體外試驗的結果顯示，本產品可對下列菌種有抗菌活性：金黃色葡萄球菌、抗無性金黃色葡萄球菌(MRSA)、表皮葡萄球菌、路德葡萄球菌、大腸桿菌及鮑氏不動桿菌・目前為健保尚未納入給付特材品項・	多項研究證實，在具植入式心臟裝置且同時具高感染風險的病患中，使用本產品可以降低69%至100%的感染風險・	37500	FHZ030303001	1. 本產品僅限合格之節律器及去顫器植入醫師使用・2. 目前未有已知的rifampicin及minocycline交互作用・如同許多藥品，碰觸含碘溶液可能降低rifampicin及 minocycline的效果・3. 請勿改變局部或全身性抗生素在術前、術中、術後的一般用法・

5540	髓部聯合加壓交鎖髓內釘 INTERTROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL SHORT 10X18CM 130° AS:SMITH & NEPHEW 7167-5207	INTERTROCHANTERIC ANTEGRADE NAIL SHORT 10X18CM 130° AS:SMITH & NEPHEW 7167-5207	"依健保審字第1040067010號, 本案申請價格過高,暫不列入健保給付"	無	" 1.本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-4隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品,2.符合生體力學,切口小微創,解剖形態拖括管徑、角度、長度每3公分開度規格完整."	"本案材質TI-6AL-4V質輕易用穩定,特殊六角設計之可把持螺絲及使用專用工具可防止手術中掉落．配合近端及遠端2-7隻交鎖螺釘固定,本案抗旋轉及退釘狀況優於其它產品"	88000	FBZ022213005	"為確保醫療的效力,醫師必需能選擇一個類型與大小合適植人物, 如體型,力量,骨骼特徵及骨骼健康狀態等, 對植人物的修改是不被允許的"
5541	亞洲解剖型前傾髓部髓內釘 - XS 9X170MM 125度AS:A PLUS 7500-0912-17	AA NAILING SYSTEM - XS 9X170MM 125 ? AS:A PLUS 7500-0912-17	1.材質與健保品不同．生物相容性較優．2.功能性比健保品強．對於骨折可以多重固定且有選擇性較多．	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)．提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定．有動態的設計．可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	70000	FBZ005271001	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．
5542	亞洲解剖型前傾髓部髓內釘 - XS 10X170MM 125度AS:A PLUS 7500-1012-17	AA NAILING SYSTEM - XS 10X170MM 125 ? AS:A PLUS 7500-1012-17	1.材質與健保品不同．生物相容性較優．2.功能性比健保品強．對於骨折可以多重固定且有選擇性較多．	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)．提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定．有動態的設計．可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	70000	FBZ005271001	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．
5543	亞洲解剖型前傾髓部髓內釘 - XS 11X170MM 125度AS:A PLUS 7500-1112-17	AA NAILING SYSTEM - XS 11X170MM 125 ? AS:A PLUS 7500-1112-17	1.材質與健保品不同．生物相容性較優．2.功能性比健保品強．對於骨折可以多重固定且有選擇性較多．	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)．提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定．有動態的設計．可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	70000	FBZ005271001	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．
5544	亞洲解剖型前傾髓部髓內釘 - XS 12X170MM 125度AS:A PLUS 7500-1212-17	AA NAILING SYSTEM - XS 12X170MM 125 ? AS:A PLUS 7500-1212-17	1.材質與健保品不同．生物相容性較優．2.功能性比健保品強．對於骨折可以多重固定且有選擇性較多．	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)．提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定．有動態的設計．可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	70000	FBZ005271001	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．
5545	亞洲解剖型前傾髓部髓內釘 - XS 13X170MM 125度AS:A PLUS 7500-1312-17	AA NAILING SYSTEM - XS 13X170MM 125 ? AS:A PLUS 7500-1312-17	1.材質與健保品不同．生物相容性較優．2.功能性比健保品強．對於骨折可以多重固定且有選擇性較多．	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)．提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定．有動態的設計．可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	70000	FBZ005271001	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．
5546	亞洲解剖型前傾髓部髓內釘 - XS 14X170MM 125度AS:A PLUS 7500-1412-17	AA NAILING SYSTEM - XS 14X170MM 125 ? AS:A PLUS 7500-1412-17	1.材質與健保品不同．生物相容性較優．2.功能性比健保品強．對於骨折可以多重固定且有選擇性較多．	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)．提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定．有動態的設計．可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	70000	FBZ005271001	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．
5547	亞洲解剖型前傾髓部髓內釘 - XS 9X170MM 130度AS:A PLUS 7500-0922-17	AA NAILING SYSTEM - XS 9X170MM 130 ? AS:A PLUS 7500-0922-17	1.材質與健保品不同．生物相容性較優．2.功能性比健保品強．對於骨折可以多重固定且有選擇性較多．	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)．提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定．有動態的設計．可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	70000	FBZ005271001	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．
5548	亞洲解剖型前傾髓部髓內釘 - XS 10X170MM 130度AS:A PLUS 7500-1022-17	AA NAILING SYSTEM - XS 10X170MM 130 ? AS:A PLUS 7500-1022-17	1.材質與健保品不同．生物相容性較優．2.功能性比健保品強．對於骨折可以多重固定且有選擇性較多．	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)．提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定．有動態的設計．可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	70000	FBZ005271001	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．
5549	亞洲解剖型前傾髓部髓內釘 - XS 11X170MM 130度AS:A PLUS 7500-1122-17	AA NAILING SYSTEM - XS 11X170MM 130 ? AS:A PLUS 7500-1122-17	1.材質與健保品不同．生物相容性較優．2.功能性比健保品強．對於骨折可以多重固定且有選擇性較多．	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)．提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定．有動態的設計．可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	70000	FBZ005271001	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．
5550	亞洲解剖型前傾髓部髓內釘 - XS 12X170MM 130度AS:A PLUS 7500-1222-17	AA NAILING SYSTEM - XS 12X170MM 130 ? AS:A PLUS 7500-1222-17	1.材質與健保品不同．生物相容性較優．2.功能性比健保品強．對於骨折可以多重固定且有選擇性較多．	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)．提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定．有動態的設計．可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	70000	FBZ005271001	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．
5551	亞洲解剖型前傾髓部髓內釘 - XS 13X170MM 130度AS:A PLUS 7500-1322-17	AA NAILING SYSTEM - XS 13X170MM 130 ? AS:A PLUS 7500-1322-17	1.材質與健保品不同．生物相容性較優．2.功能性比健保品強．對於骨折可以多重固定且有選擇性較多．	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)．提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定．有動態的設計．可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	70000	FBZ005271001	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．
5552	亞洲解剖型前傾髓部髓內釘 - XS 14X170MM 130度AS:A PLUS 7500-1422-17	AA NAILING SYSTEM - XS 14X170MM 130 ? AS:A PLUS 7500-1422-17	1.材質與健保品不同．生物相容性較優．2.功能性比健保品強．對於骨折可以多重固定且有選擇性較多．	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)．提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定．有動態的設計．可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	70000	FBZ005271001	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．
5553	螺葉刀 AA NAILING SYSTEM 75MM AS:A PLUS 7500-9610-75	AA NAILING SYSTEM 75MM AS:A PLUS 7500-9610-75	1.材質與健保品不同．生物相容性較優．2.功能性比健保品強．對於骨折可以多重固定且有選擇性較多．	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)．提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定．有動態的設計．可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	13000	FBZ005271003	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．
5554	螺葉刀 AA NAILING SYSTEM 80MM AS:A PLUS 7500-9610-80	AA NAILING SYSTEM 80MM AS:A PLUS 7500-9610-80	1.材質與健保品不同．生物相容性較優．2.功能性比健保品強．對於骨折可以多重固定且有選擇性較多．	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)．提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定．有動態的設計．可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	13000	FBZ005271003	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．
5555	螺葉刀 AA NAILING SYSTEM 85MM AS:A PLUS 7500-9610-85	AA NAILING SYSTEM 85MM AS:A PLUS 7500-9610-85	1.材質與健保品不同．生物相容性較優．2.功能性比健保品強．對於骨折可以多重固定且有選擇性較多．	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)．提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定．有動態的設計．可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	13000	FBZ005271003	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．
5556	螺葉刀 AA NAILING SYSTEM 90MM AS:A PLUS 7500-9610-90	AA NAILING SYSTEM 90MM AS:A PLUS 7500-9610-90	1.材質與健保品不同．生物相容性較優．2.功能性比健保品強．對於骨折可以多重固定且有選擇性較多．	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)．提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定．有動態的設計．可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	13000	FBZ005271003	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．
5557	螺葉刀 AA NAILING SYSTEM 95MM AS:A PLUS 7500-9610-95	AA NAILING SYSTEM 95MM AS:A PLUS 7500-9610-95	1.材質與健保品不同．生物相容性較優．2.功能性比健保品強．對於骨折可以多重固定且有選擇性較多．	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)．提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定．有動態的設計．可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	13000	FBZ005271003	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．
5558	螺葉刀 AA NAILING SYSTEM 100MM AS:A PLUS 7500-9610-100	AA NAILING SYSTEM 100MM AS:A PLUS 7500-9610-100	1.材質與健保品不同．生物相容性較優．2.功能性比健保品強．對於骨折可以多重固定且有選擇性較多．	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)．提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定．有動態的設計．可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	13000	FBZ005271003	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．
5559	螺葉刀 AA NAILING SYSTEM 105MM AS:A PLUS 7500-9610-105	AA NAILING SYSTEM 105MM AS:A PLUS 7500-9610-105	1.材質與健保品不同．生物相容性較優．2.功能性比健保品強．對於骨折可以多重固定且有選擇性較多．	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)．提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定．有動態的設計．可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	13000	FBZ005271003	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．
5560	螺葉刀 AA NAILING SYSTEM 110MM AS:A PLUS 7500-9610-110	AA NAILING SYSTEM 110MM AS:A PLUS 7500-9610-110	1.材質與健保品不同．生物相容性較優．2.功能性比健保品強．對於骨折可以多重固定且有選擇性較多．	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)．提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定．有動態的設計．可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	13000	FBZ005271003	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．
5561	螺葉刀 AA NAILING SYSTEM 115MM AS:A PLUS 7500-9610-115	AA NAILING SYSTEM 115MM AS:A PLUS 7500-9610-115	1.材質與健保品不同．生物相容性較優．2.功能性比健保品強．對於骨折可以多重固定且有選擇性較多．	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)．提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定．有動態的設計．可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	13000	FBZ005271003	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．
5562	螺葉刀 AA NAILING SYSTEM 120MM AS:A PLUS 7500-9610-120	AA NAILING SYSTEM 120MM AS:A PLUS 7500-9610-120	1.材質與健保品不同．生物相容性較優．2.功能性比健保品強．對於骨折可以多重固定且有選擇性較多．	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)．提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定．有動態的設計．可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	13000	FBZ005271003	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．
5563	拉力螺釘 AA NAILING SYSTEM SCREW 75MM AS:A PLUS 7500-9510-75	AA NAILING SYSTEM SCREW 75MM AS:A PLUS 7500-9510-75	1.材質與健保品不同．生物相容性較優．2.功能性比健保品強．對於骨折可以多重固定且有選擇性較多．	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)．提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定．有動態的設計．可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	13000	FBZ005271004	1.低轉子骨下骨折．2.股骨骨幹骨折．3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折．

5564	拉力螺釘 AA NAILING SYSTEM SCREW 80MM AS:A PLUS 7500-9510-80	AA NAILING SYSTEM SCREW 80MM AS:A PLUS 7500-9510-80	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	13000	FBZ005271004	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5565	拉力螺釘 AA NAILING SYSTEM SCREW 85MM AS:A PLUS 7500-9510-85	AA NAILING SYSTEM SCREW 85MM AS:A PLUS 7500-9510-85	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	13000	FBZ005271004	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5566	拉力螺釘 AA NAILING SYSTEM SCREW 90MM AS:A PLUS 7500-9510-90	AA NAILING SYSTEM SCREW 90MM AS:A PLUS 7500-9510-90	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	13000	FBZ005271004	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5567	拉力螺釘 AA NAILING SYSTEM SCREW 95MM AS:A PLUS 7500-9510-95	AA NAILING SYSTEM SCREW 95MM AS:A PLUS 7500-9510-95	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	13000	FBZ005271004	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5568	拉力螺釘 AA NAILING SYSTEM SCREW 100MM AS:A PLUS 7500-9510-100	AA NAILING SYSTEM SCREW 100MM AS:A PLUS 7500-9510-100	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	13000	FBZ005271004	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5569	拉力螺釘 AA NAILING SYSTEM SCREW 105MM AS:A PLUS 7500-9510-105	AA NAILING SYSTEM SCREW 105MM AS:A PLUS 7500-9510-105	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	13000	FBZ005271004	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5570	拉力螺釘 AA NAILING SYSTEM SCREW 110MM AS:A PLUS 7500-9510-110	AA NAILING SYSTEM SCREW 110MM AS:A PLUS 7500-9510-110	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	13000	FBZ005271004	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5571	拉力螺釘 AA NAILING SYSTEM SCREW 115MM AS:A PLUS 7500-9510-115	AA NAILING SYSTEM SCREW 115MM AS:A PLUS 7500-9510-115	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	13000	FBZ005271004	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5572	拉力螺釘 AA NAILING SYSTEM SCREW 120MM AS:A PLUS 7500-9510-120	AA NAILING SYSTEM SCREW 120MM AS:A PLUS 7500-9510-120	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	13000	FBZ005271004	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5573	鎖定螺栓 AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX26MM AS:A PLUS 7500-9849-26	AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX26MM AS:A PLUS 7500-9849-26	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	4500	FBZ005271005	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5574	鎖定螺栓 AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX28MM AS:A PLUS 7500-9849-28	AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX28MM AS:A PLUS 7500-9849-28	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	4500	FBZ005271005	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5575	鎖定螺栓 AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX30MM AS:A PLUS 7500-9849-30	AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX30MM AS:A PLUS 7500-9849-30	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	4500	FBZ005271005	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5576	鎖定螺栓 AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX32MM AS:A PLUS 7500-9849-32	AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX32MM AS:A PLUS 7500-9849-32	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	4500	FBZ005271005	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5577	鎖定螺栓 AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX34MM AS:A PLUS 7500-9849-34	AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX34MM AS:A PLUS 7500-9849-34	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	4500	FBZ005271005	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5578	鎖定螺栓 AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX36MM AS:A PLUS 7500-9849-36	AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX36MM AS:A PLUS 7500-9849-36	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	4500	FBZ005271005	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5579	鎖定螺栓 AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX38MM AS:A PLUS 7500-9849-38	AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX38MM AS:A PLUS 7500-9849-38	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	4500	FBZ005271005	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5580	鎖定螺栓 AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX40MM AS:A PLUS 7500-9849-40	AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX40MM AS:A PLUS 7500-9849-40	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	4500	FBZ005271005	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5581	鎖定螺栓 AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX42MM AS:A PLUS 7500-9849-42	AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX42MM AS:A PLUS 7500-9849-42	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	4500	FBZ005271005	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5582	鎖定螺栓 AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX44MM AS:A PLUS 7500-9849-44	AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX44MM AS:A PLUS 7500-9849-44	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	4500	FBZ005271005	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5583	鎖定螺栓 AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX46MM AS:A PLUS 7500-9849-46	AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX46MM AS:A PLUS 7500-9849-46	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	4500	FBZ005271005	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5584	鎖定螺栓 AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX48MM AS:A PLUS 7500-9849-48	AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX48MM AS:A PLUS 7500-9849-48	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	4500	FBZ005271005	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5585	鎖定螺栓 AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX50MM AS:A PLUS 7500-9849-50	AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX50MM AS:A PLUS 7500-9849-50	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	4500	FBZ005271005	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5586	鎖定螺栓 AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX52MM AS:A PLUS 7500-9849-52	AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX52MM AS:A PLUS 7500-9849-52	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	4500	FBZ005271005	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5587	鎖定螺栓 AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX54MM AS:A PLUS 7500-9849-54	AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX54MM AS:A PLUS 7500-9849-54	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	4500	FBZ005271005	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。

5588	鎖定螺栓 AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX56MM AS:A PLUS 7500-9849-56	AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX56MM AS:A PLUS 7500-9849-56	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	4500	FBZ005271005	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5589	鎖定螺栓 AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX58MM AS:A PLUS 7500-9849-58	AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX58MM AS:A PLUS 7500-9849-58	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	4500	FBZ005271005	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5590	鎖定螺栓 AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX60MM AS:A PLUS 7500-9849-60	AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX60MM AS:A PLUS 7500-9849-60	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	4500	FBZ005271005	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5591	鎖定螺栓 AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX64MM AS:A PLUS 7500-9849-64	AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX64MM AS:A PLUS 7500-9849-64	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	4500	FBZ005271005	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5592	鎖定螺栓 AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX68MM AS:A PLUS 7500-9849-68	AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX68MM AS:A PLUS 7500-9849-68	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	4500	FBZ005271005	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5593	鎖定螺栓 AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX72MM AS:A PLUS 7500-9849-72	AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX72MM AS:A PLUS 7500-9849-72	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	4500	FBZ005271005	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5594	鎖定螺栓 AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX76MM AS:A PLUS 7500-9849-76	AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX76MM AS:A PLUS 7500-9849-76	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	4500	FBZ005271005	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5595	鎖定螺栓 AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX80MM AS:A PLUS 7500-9849-80	AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX80MM AS:A PLUS 7500-9849-80	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	4500	FBZ005271005	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5596	鎖定螺栓 AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX85MM AS:A PLUS 7500-9849-85	AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX85MM AS:A PLUS 7500-9849-85	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	4500	FBZ005271005	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5597	鎖定螺栓 AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX90MM AS:A PLUS 7500-9849-90	AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX90MM AS:A PLUS 7500-9849-90	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	4500	FBZ005271005	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5598	鎖定螺栓 AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX95MM AS:A PLUS 7500-9849-95	AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX95MM AS:A PLUS 7500-9849-95	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	4500	FBZ005271005	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5599	鎖定螺栓 AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX100MM AS:A PLUS 7500-9849-100	AA NAILING SYSTEM LOCKING BOLT 4.9MMX100MM AS:A PLUS 7500-9849-100	1.材質與健保品不同，生物相容性較優。2.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	4500	FBZ005271005	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
5600	康品恆禧福反置式肩關節系統 人工肱骨頭 GLENOSPHERE STANDARD 36MM AS:BIOMET 115310	COMPREHENSIVEREVERSE SHOULDER SYSTEM GLENOSPHERE STANDARD 36MM AS:BIOMET 115310	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	植入組件的選擇、放置、定位、排列與固定不當，可能導致不正常的應力狀態，從而造成人工關節組件的耐用年限減少。組件排列不齊或植入不準確，會造成植入物的過度磨損及失效或手術失敗。	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	基板和肩臼內襯用於解剖性和反置式全肩關節置換術，用於搭配水泥和無水泥的生物性固定應用。組件備有多種設計和尺寸範圍，適用於初次和重建手術應用。比健保品更能大幅降低磨損且更符合人體工學。	40000	FBZ029893006	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5601	康品恆禧福反置式肩關節系統 人工肱骨頭 GLENOSPHERE 36MM+3MM AS:BIOMET 115313	COMPREHENSIVEREVERSE SHOULDER SYSTEM GLENOPHERE 36MM+3MM AS:BIOMET 115313	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	植入組件的選擇、放置、定位、排列與固定不當，可能導致不正常的應力狀態，從而造成人工關節組件的耐用年限減少。組件排列不齊或植入不準確，會造成植入物的過度磨損及失效或手術失敗。	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	基板和肩臼內襯用於解剖性和反置式全肩關節置換術，用於搭配水泥和無水泥的生物性固定應用。組件備有多種設計和尺寸範圍，適用於初次和重建手術應用。比健保品更能大幅降低磨損且更符合人體工學。	40000	FBZ029893006	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5602	康品恆禧福反置式肩關節系統 人工肱骨頭 GLENOSPHERE 36MM+6MM AS:BIOMET 115316	COMPREHENSIVEREVERSE SHOULDER SYSTEM GLENOSPHERE 36MM+6MM AS:BIOMET 115316	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	植入組件的選擇、放置、定位、排列與固定不當，可能導致不正常的應力狀態，從而造成人工關節組件的耐用年限減少。組件排列不齊或植入不準確，會造成植入物的過度磨損及失效或手術失敗。	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	基板和肩臼內襯用於解剖性和反置式全肩關節置換術，用於搭配水泥和無水泥的生物性固定應用。組件備有多種設計和尺寸範圍，適用於初次和重建手術應用。比健保品更能大幅降低磨損且更符合人體工學。	40000	FBZ029893006	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5603	康品恆禧福反置式肩關節系統 人工肱骨頭 GLENOSPHERE STANDARD 41MM AS:BIOMET 115320	COMPREHENSIVEREVERSE SHOULDER SYSTEM GLENOSPHERE STANDARD 41MM AS:BIOMET 115320	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	植入組件的選擇、放置、定位、排列與固定不當，可能導致不正常的應力狀態，從而造成人工關節組件的耐用年限減少。組件排列不齊或植入不準確，會造成植入物的過度磨損及失效或手術失敗。	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	基板和肩臼內襯用於解剖性和反置式全肩關節置換術，用於搭配水泥和無水泥的生物性固定應用。組件備有多種設計和尺寸範圍，適用於初次和重建手術應用。比健保品更能大幅降低磨損且更符合人體工學。	40000	FBZ029893006	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5604	康品恆禧福反置式肩關節系統 人工肱骨頭 GLENOSPHERE 41MM+3MM AS:BIOMET 115323	COMPREHENSIVEREVERSE SHOULDER SYSTEM GLENOPHERE 41MM+3MM AS:BIOMET 115323	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	植入組件的選擇、放置、定位、排列與固定不當，可能導致不正常的應力狀態，從而造成人工關節組件的耐用年限減少。組件排列不齊或植入不準確，會造成植入物的過度磨損及失效或手術失敗。	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	基板和肩臼內襯用於解剖性和反置式全肩關節置換術，用於搭配水泥和無水泥的生物性固定應用。組件備有多種設計和尺寸範圍，適用於初次和重建手術應用。比健保品更能大幅降低磨損且更符合人體工學。	40000	FBZ029893006	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5605	康品恆禧福反置式肩關節系統 人工肱骨頭 GLENOSPHERE 41MM+6MM AS:BIOMET 115326	COMPREHENSIVEREVERSE SHOULDER SYSTEM GLENOPHERE 41MM+6MM AS:BIOMET 115326	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	植入組件的選擇、放置、定位、排列與固定不當，可能導致不正常的應力狀態，從而造成人工關節組件的耐用年限減少。組件排列不齊或植入不準確，會造成植入物的過度磨損及失效或手術失敗。	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	基板和肩臼內襯用於解剖性和反置式全肩關節置換術，用於搭配水泥和無水泥的生物性固定應用。組件備有多種設計和尺寸範圍，適用於初次和重建手術應用。比健保品更能大幅降低磨損且更符合人體工學。	40000	FBZ029893006	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5606	康品恆禧福反置式肩關節系統 肩盂 基座 GLENOSPHERE BASEPLATE 28MM AS:BIOMET 115330	COMPREHENSIVEREVERSE SHOULDER SYSTEM GLENOSPHERE BASEPLATE 28MM AS:BIOMET 115330	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	植入組件的選擇、放置、定位、排列與固定不當，可能導致不正常的應力狀態，從而造成人工關節組件的耐用年限減少。組件排列不齊或植入不準確，會造成植入物的過度磨損及失效或手術失敗。	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	基板和肩臼內襯用於解剖性和反置式全肩關節置換術，用於搭配水泥和無水泥的生物性固定應用。組件備有多種設計和尺寸範圍，適用於初次和重建手術應用。比健保品更能大幅降低磨損且更符合人體工學。	73000	FBZ029893007	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5607	康品恆禧福反置式肩關節系統 肩盂 基座 MINI BASEPLATE+TAPER ADAPTOR 25MM AS:BIOMET 010000589	COMPREHENSIVEREVERSE SHOULDER SYSTEM MINI BASEPLATE+TAPER ADAPTOR 25MM AS:BIOMET 01000589	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	植入組件的選擇、放置、定位、排列與固定不當，可能導致不正常的應力狀態，從而造成人工關節組件的耐用年限減少。組件排列不齊或植入不準確，會造成植入物的過度磨損及失效或手術失敗。	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	基板和肩臼內襯用於解剖性和反置式全肩關節置換術，用於搭配水泥和無水泥的生物性固定應用。組件備有多種設計和尺寸範圍，適用於初次和重建手術應用。比健保品更能大幅降低磨損且更符合人體工學。	73000	FBZ029893007	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。

5608	康品恆禧福反置式肩關節系統 球 頭襯墊 ARCOM XL 44-36MM STANDARD HUMERAL BEARING AS:BIOMET XL-115363	COMPREHENSIVEREVERSE SHOULDER SYSTEM ARCOM XL 44-36MM STANDARD HUMERAL BEARING AS:BIOMET XL-115363	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	植入組件的選擇、放置、定位、排列與固定不當，可能導致不正常的應力狀態，從而造成人工關節組件的耐用年限減少。組件排列不齊或植入不準確，會造成植入物的過度磨損及失效或手術失敗。	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	基板和肩臼內襯用於解剖性和反置式全肩關節置換術，用於搭配水泥和無水泥的生物性固定應用。組件備有多種設計和尺寸範圍，適用於初次和重建手術應用。比健保品更能大幅降低磨損且更符合人體工學。	33000	FBZ029893004	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5609	康品恆禧福反置式肩關節系統 球 頭襯墊 ARCOM XL 44- 36MM STANDARD+3MMHUMERALBEARING AS:BIOMET XL-115364	COMPREHENSIVEREVERSE SHOULDER SYSTEM ARCOM XL 44- 36MM STANDARD+3MMHUMERAL BEARING AS:BIOMET XL-115364	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	植入組件的選擇、放置、定位、排列與固定不當，可能導致不正常的應力狀態，從而造成人工關節組件的耐用年限減少。組件排列不齊或植入不準確，會造成植入物的過度磨損及失效或手術失敗。	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	基板和肩臼內襯用於解剖性和反置式全肩關節置換術，用於搭配水泥和無水泥的生物性固定應用。組件備有多種設計和尺寸範圍，適用於初次和重建手術應用。比健保品更能大幅降低磨損且更符合人體工學。	33000	FBZ029893004	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5610	康品恆禧福反置式肩關節系統 球 頭襯墊 ARCOM XL 44-36MM RETENTIVE+3MMHUMERALBEARING AS:BIOMET XL-115365	COMPREHENSIVEREVERSE SHOULDER SYSTEM ARCOM XL 44- 36MM RETENTIVE+3MMHUMERAL BEARING AS:BIOMET XL-115365	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	植入組件的選擇、放置、定位、排列與固定不當，可能導致不正常的應力狀態，從而造成人工關節組件的耐用年限減少。組件排列不齊或植入不準確，會造成植入物的過度磨損及失效或手術失敗。	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	基板和肩臼內襯用於解剖性和反置式全肩關節置換術，用於搭配水泥和無水泥的生物性固定應用。組件備有多種設計和尺寸範圍，適用於初次和重建手術應用。比健保品更能大幅降低磨損且更符合人體工學。	33000	FBZ029893004	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5611	康品恆禧福反置式肩關節系統 球 頭襯墊 ARCOM XL 44-41MM STANDARD HUMERAL BEARING AS:BIOMET XL-115366	COMPREHENSIVEREVERSE SHOULDER SYSTEM ARCOM XL 44-41MM STANDARD HUMERAL BEARING AS:BIOMET XL-115366	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	植入組件的選擇、放置、定位、排列與固定不當，可能導致不正常的應力狀態，從而造成人工關節組件的耐用年限減少。組件排列不齊或植入不準確，會造成植入物的過度磨損及失效或手術失敗。	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	基板和肩臼內襯用於解剖性和反置式全肩關節置換術，用於搭配水泥和無水泥的生物性固定應用。組件備有多種設計和尺寸範圍，適用於初次和重建手術應用。比健保品更能大幅降低磨損且更符合人體工學。	33000	FBZ029893004	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5612	康品恆禧福反置式肩關節系統 球 頭襯墊 ARCOM XL 44-41MM STANDARD+3MM HUMERALBEARING AS:BIOMET XL-115367	COMPREHENSIVEREVERSE SHOULDER SYSTEM ARCOM XL 44-41MM STANDARD+3MM HUMERAL BEARING AS:BIOMET XL-115367	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	植入組件的選擇、放置、定位、排列與固定不當，可能導致不正常的應力狀態，從而造成人工關節組件的耐用年限減少。組件排列不齊或植入不準確，會造成植入物的過度磨損及失效或手術失敗。	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	基板和肩臼內襯用於解剖性和反置式全肩關節置換術，用於搭配水泥和無水泥的生物性固定應用。組件備有多種設計和尺寸範圍，適用於初次和重建手術應用。比健保品更能大幅降低磨損且更符合人體工學。	33000	FBZ029893004	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5613	康品恆禧福反置式肩關節系統 球 頭襯墊 ARCOM XL 44-41MM RETENTIVE+3MMHUMERALBEARING AS:BIOMET XL-115368	COMPREHENSIVEREVERSE SHOULDER SYSTEM ARCOM XL 44-41MM RETENTIVE+3MMHUMERAL BEARING AS:BIOMET XL-115368	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	植入組件的選擇、放置、定位、排列與固定不當，可能導致不正常的應力狀態，從而造成人工關節組件的耐用年限減少。組件排列不齊或植入不準確，會造成植入物的過度磨損及失效或手術失敗。	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	基板和肩臼內襯用於解剖性和反置式全肩關節置換術，用於搭配水泥和無水泥的生物性固定應用。組件備有多種設計和尺寸範圍，適用於初次和重建手術應用。比健保品更能大幅降低磨損且更符合人體工學。	33000	FBZ029893004	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5614	康品恆禧福反置式肩關節系統 E1 抗氧化 操耐磨球頭襯墊E1 44-36MM STANDARD HUMERAL BEARING AS:BIOMET EP-115393	COMPREHENSIVEREVERSE SHOULDER SYSTEM E1 44-36MM STANDARD HUMERAL BEARING AS:BIOMET EP-115393	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	植入組件的選擇、放置、定位、排列與固定不當，可能導致不正常的應力狀態，從而造成人工關節組件的耐用年限減少。組件排列不齊或植入不準確，會造成植入物的過度磨損及失效或手術失敗。	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	基板和肩臼內襯用於解剖性和反置式全肩關節置換術，用於搭配水泥和無水泥的生物性固定應用。組件備有多種設計和尺寸範圍，適用於初次和重建手術應用。比健保品更能大幅降低磨損且更符合人體工學。	95000	FBZ029893005	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5615	康品恆禧福反置式肩關節系統 E1 抗氧化 操耐磨球頭襯墊E1 44-36MM STANDARD+3MM HUMERAL BEARING AS:BIOMET EP-115394	COMPREHENSIVEREVERSE SHOULDER SYSTEM E1 44-36MM STANDARD+3MM HUMERAL BEARING AS:BIOMET EP-115394	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	植入組件的選擇、放置、定位、排列與固定不當，可能導致不正常的應力狀態，從而造成人工關節組件的耐用年限減少。組件排列不齊或植入不準確，會造成植入物的過度磨損及失效或手術失敗。	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	基板和肩臼內襯用於解剖性和反置式全肩關節置換術，用於搭配水泥和無水泥的生物性固定應用。組件備有多種設計和尺寸範圍，適用於初次和重建手術應用。比健保品更能大幅降低磨損且更符合人體工學。	95000	FBZ029893005	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5616	康品恆禧福反置式肩關節系統 E1 抗氧化 操耐磨球頭襯墊E1 44-36MM RETENTIVE+3MM HUMERAL BEARING AS:BIOMET EP-115395	COMPREHENSIVEREVERSE SHOULDER SYSTEM E1 44-36MM RETENTIVE+3MM HUMERAL BEARING AS:BIOMET EP-115395	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	植入組件的選擇、放置、定位、排列與固定不當，可能導致不正常的應力狀態，從而造成人工關節組件的耐用年限減少。組件排列不齊或植入不準確，會造成植入物的過度磨損及失效或手術失敗。	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	基板和肩臼內襯用於解剖性和反置式全肩關節置換術，用於搭配水泥和無水泥的生物性固定應用。組件備有多種設計和尺寸範圍，適用於初次和重建手術應用。比健保品更能大幅降低磨損且更符合人體工學。	95000	FBZ029893005	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5617	康品恆禧福反置式肩關節系統 E1 抗氧化 操耐磨球頭襯墊E1 44-41MM STANDARD HUMERAL BEARING AS:BIOMET EP-115396	COMPREHENSIVEREVERSE SHOULDER SYSTEM E1 44-41MM STANDARD HUMERAL BEARING AS:BIOMET EP-115396	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	植入組件的選擇、放置、定位、排列與固定不當，可能導致不正常的應力狀態，從而造成人工關節組件的耐用年限減少。組件排列不齊或植入不準確，會造成植入物的過度磨損及失效或手術失敗。	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	基板和肩臼內襯用於解剖性和反置式全肩關節置換術，用於搭配水泥和無水泥的生物性固定應用。組件備有多種設計和尺寸範圍，適用於初次和重建手術應用。比健保品更能大幅降低磨損且更符合人體工學。	95000	FBZ029893005	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5618	康品恆禧福反置式肩關節系統 球頭 襯墊 托盤COCR HUMERAL TARY 44MM STANDARD AS:BIOMET 115370	COMPREHENSIVEREVERSE SHOULDER SYSTEM COCR HUMERAL TARY 44MM STANDARD AS:BIOMET 115370	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	植入組件的選擇、放置、定位、排列與固定不當，可能導致不正常的應力狀態，從而造成人工關節組件的耐用年限減少。組件排列不齊或植入不準確，會造成植入物的過度磨損及失效或手術失敗。	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	基板和肩臼內襯用於解剖性和反置式全肩關節置換術，用於搭配水泥和無水泥的生物性固定應用。組件備有多種設計和尺寸範圍，適用於初次和重建手術應用。比健保品更能大幅降低磨損且更符合人體工學。	56000	FBZ029893003	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5619	康品恆禧福反置式肩關節系統 球頭 襯墊 托盤COCR HUMERAL TARY 44MM+5MM AS:BIOMET 115375	COMPREHENSIVEREVERSE SHOULDER SYSTEM COCR HUMERAL TARY 44MM+5MM AS:BIOMET 115375	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	植入組件的選擇、放置、定位、排列與固定不當，可能導致不正常的應力狀態，從而造成人工關節組件的耐用年限減少。組件排列不齊或植入不準確，會造成植入物的過度磨損及失效或手術失敗。	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	基板和肩臼內襯用於解剖性和反置式全肩關節置換術，用於搭配水泥和無水泥的生物性固定應用。組件備有多種設計和尺寸範圍，適用於初次和重建手術應用。比健保品更能大幅降低磨損且更符合人體工學。	56000	FBZ029893003	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5620	康品恆禧福反置式肩關節系統 球頭 襯墊 托盤COCR HUMERAL TARY 44MM+10MM AS:BIOMET 115378	COMPREHENSIVEREVERSE SHOULDER SYSTEM COCR HUMERAL TARY 44MM+10MM AS:BIOMET 115378	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	植入組件的選擇、放置、定位、排列與固定不當，可能導致不正常的應力狀態，從而造成人工關節組件的耐用年限減少。組件排列不齊或植入不準確，會造成植入物的過度磨損及失效或手術失敗。	適用於肩關節旋轉肌群大量缺損的重度關節病變患者及/或先前肩關節置換失敗者。病患在解剖和構造上，必須適合接受植入物，且需要有功能的三角肌。本產品適用於初次、骨折或重建性全肩關節置換，以舒解因旋轉肌群大量缺損造成的疼痛和重大失能。	基板和肩臼內襯用於解剖性和反置式全肩關節置換術，用於搭配水泥和無水泥的生物性固定應用。組件備有多種設計和尺寸範圍，適用於初次和重建手術應用。比健保品更能大幅降低磨損且更符合人體工學。	56000	FBZ029893003	因關節植體的強度、可靠性或耐用性不如自然健康的關節，患者於術後必須遵從相關限制，避免造成植入物磨損、故障的可能性。
5621	福登腹股溝疝氣修補網片 (含傳送設備) 圓形 25MMX6CM AS:INSIGHTRA FIHR25MMK	FREEDOM INGUINAL HERNIA REPAIR IMPLANT WITH DELIVERY DEVICE 25MMX6CM AS:INSIGHTRA FIHR25MMK	用於開放式腹股溝疝氣修補，特殊專利結構設計可改善傳統網塞設計易導致術後慢性疼痛機率。	若產品直接與腸子接觸可能導致沾黏的狀況產生。不適用於股疝氣，若應用於復發型的疝氣而未將先前的修補網完全取出則禁止使用。	專利動態核心構造設計，能在疝氣缺陷內擴張與壓縮而不是如網塞自身塌陷在疝氣缺陷內。	不需要前方補片，可避免或減少縫線固定及較少的前方組織剝離。臨床證明可減低術後之慢性疼痛感。	30000	FSZ028220001	請用標準無菌程序打開產品包裝。應詳讀使用說明書上的操作步驟及圖示。使用後應根據法規及適當的方式進行處理及回收。本產品應存放於乾淨涼爽乾燥的地方，遠離陽光直射。
5622	福登腹股溝疝氣修補網片 (含傳送設備) 圓形 40MMX7CM AS:INSIGHTRA FIHR40MMK	FREEDOM INGUINAL HERNIA REPAIR IMPLANT WITH DELIVERY DEVICE 40MMX7CM AS:INSIGHTRA FIHR40MMK	用於開放式腹股溝疝氣修補，特殊專利結構設計可改善傳統網塞設計易導致術後慢性疼痛機率。	若產品直接與腸子接觸可能導致沾黏的狀況產生。不適用於股疝氣，若應用於復發型的疝氣而未將先前的修補網完全取出則禁止使用。	專利動態核心構造設計，能在疝氣缺陷內擴張與壓縮而不是如網塞自身塌陷在疝氣缺陷內。	不需要前方補片，可避免或減少縫線固定及較少的前方組織剝離。臨床證明可減低術後之慢性疼痛感。	30000	FSZ028220001	請用標準無菌程序打開產品包裝。應詳讀使用說明書上的操作步驟及圖示。使用後應根據法規及適當的方式進行處理及回收。本產品應存放於乾淨涼爽乾燥的地方，遠離陽光直射。
5623	福登腹股溝疝氣修補網片 (含傳送設備) 卵形 25MMX8CMX10CM AS:INSIGHTRA FIHR25MMEK	FREEDOM INGUINAL HERNIA REPAIR EXTENDED IMPLANT WITH DELIVERY DEVICE 25MMX8CMX10CM AS:INSIGHTRA FIHR25MMEK	用於開放式腹股溝疝氣修補，特殊專利結構設計可改善傳統網塞設計易導致術後慢性疼痛機率。	若產品直接與腸子接觸可能導致沾黏的狀況產生。不適用於股疝氣，若應用於復發型的疝氣而未將先前的修補網完全取出則禁止使用。	專利動態核心構造設計，能在疝氣缺陷內擴張與壓縮而不是如網塞自身塌陷在疝氣缺陷內。	不需要前方補片，可避免或減少縫線固定及較少的前方組織剝離。臨床證明可減低術後之慢性疼痛感。	30000	FSZ028220001	請用標準無菌程序打開產品包裝。應詳讀使用說明書上的操作步驟及圖示。使用後應根據法規及適當的方式進行處理及回收。本產品應存放於乾淨涼爽乾燥的地方，遠離陽光直射。

5624	福登腹股溝疝氣修補網片 (含傳送設備)卵形 40MMX8CMX10CM AS:INSIGHTRA FIHR40MMEK	FREEDOM INGUINAL HERNIA REPAIR EXTENDED IMPLANT WITH DELIVERY DEVICE 40MMX8CMX10CM AS:INSIGHTRA FIHR40MMEK	用於開放式腹股溝疝氣修補，特殊專利結構設計可改善傳統網塞設計易導致術後慢性疼痛機率。	若產品直接與腸子接觸可能導致沾黏的狀況產生，不適用於股疝氣，若應用於復發型的疝氣而未將先前的修補網完全取出則禁止使用。	專利動態核心構造設計，能在疝氣缺陷內擴張與壓縮而不是如網塞自身塌陷在疝氣缺陷內。	不需要前方補片，可避免或減少縫線固定及較少的前方組織剝離，臨床證明可減低術後之慢性疼痛感。	30000	FSZ028220001	請用標準無菌程序打開產品包裝，應詳讀使用說明書上的操作步驟及圖示，使用後應根據法規及適當的方式進行處理及回收，本產品應存放於乾淨涼爽乾燥的地方，遠離陽光直射。
5625	"生邁"藍帶肋骨固定系統-8孔直形骨板 AS:BIOMET 76-2601	BIOMET MICROFIXATION RIBFIX BLU THORACICFIXATION SYSTEM-8 HOLE STRAIGHT PLATE AS:BIOMET 76-2601	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	30000	FBZ030212001	因屬自費衛材，需自費使用，對金屬過敏者不可使用。
5626	"生邁"藍帶肋骨固定系統-12孔預彎形骨板 AS:BIOMET 76-2602	BIOMET MICROFIXATION RIBFIX BLU THORACIC FIXATION SYSTEM-12 HOLE PreBent PLATE AS:BIOMET 76-2602	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	43000	FBZ030212002	因屬自費衛材，需自費使用，對金屬過敏者不可使用。
5627	"生邁"藍帶肋骨固定系統-16孔預彎形骨板 AS:BIOMET 76-2603	BIOMET MICROFIXATION RIBFIX BLU THORACIC FIXATION SYSTEM-16 HOLE PreBent PLATE AS:BIOMET 76-2603	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	43000	FBZ030212003	因屬自費衛材，需自費使用，對金屬過敏者不可使用。
5628	"生邁"藍帶肋骨固定系統-24孔預彎形骨板 AS:BIOMET 76-2604	BIOMET MICROFIXATION RIBFIX BLU THORACIC FIXATION SYSTEM-24 HOLE PreBent PLATE AS:BIOMET 76-2604	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	43000	FBZ030212004	因屬自費衛材，需自費使用，對金屬過敏者不可使用。
5629	肋骨固定系統骨釘(綠色) 2.4X7MM AS:BIOMET 76-2407	SCREW, SELF-DRILLING, CANCELLOUS X-DRIVELOCKING 2.4X7MM AS:BIOMET 76-2407	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	7000	FBZ030212005	因屬自費衛材，需自費使用，對金屬過敏者不可使用。
5630	肋骨固定系統骨釘(綠色) 2.4X8MM AS:BIOMET 76-2408	SCREW, SELF-DRILLING, CANCELLOUS X-DRIVELOCKING 2.4X8MM AS:BIOMET 76-2408	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	7000	FBZ030212005	因屬自費衛材，需自費使用，對金屬過敏者不可使用。
5631	肋骨固定系統骨釘(綠色) 2.4X10MM AS:BIOMET 76-2410	SCREW, SELF-DRILLING, CANCELLOUS X-DRIVELOCKING 2.4X10MM AS:BIOMET 76-2410	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	7000	FBZ030212005	因屬自費衛材，需自費使用，對金屬過敏者不可使用。
5632	肋骨固定系統骨釘(綠色) 2.4X12MM AS:BIOMET 76-2412	SCREW, SELF-DRILLING, CANCELLOUS X-DRIVELOCKING 2.4X12MM AS:BIOMET 76-2412	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	7000	FBZ030212005	因屬自費衛材，需自費使用，對金屬過敏者不可使用。
5633	肋骨固定系統骨釘(綠色) 2.4X14MM AS:BIOMET 76-2414	SCREW, SELF-DRILLING, CANCELLOUS X-DRIVELOCKING 2.4X14MM AS:BIOMET 76-2414	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	7000	FBZ030212005	因屬自費衛材，需自費使用，對金屬過敏者不可使用。
5634	肋骨固定系統骨釘(綠色) 2.4X16MM AS:BIOMET 76-2416	SCREW, SELF-DRILLING, CANCELLOUS X-DRIVELOCKING 2.4X16MM AS:BIOMET 76-2416	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	7000	FBZ030212005	因屬自費衛材，需自費使用，對金屬過敏者不可使用。
5635	肋骨固定系統骨釘(銀色) 2.4X7MM AS:BIOMET 76-2507	SCREW, SELF-TAPPING, CANCELLOUS X-DRIVE LOCKING 2.4X7MM AS:BIOMET 76-2507	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	7000	FBZ030212005	因屬自費衛材，需自費使用，對金屬過敏者不可使用。
5636	肋骨固定系統骨釘(銀色) 2.4X8MM AS:BIOMET 76-2508	SCREW, SELF-TAPPING, CANCELLOUS X-DRIVE LOCKING 2.4X8MM AS:BIOMET 76-2508	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	7000	FBZ030212005	因屬自費衛材，需自費使用，對金屬過敏者不可使用。
5637	肋骨固定系統骨釘(銀色) 2.4X10MM AS:BIOMET 76-2510	SCREW, SELF-TAPPING, CANCELLOUS X-DRIVE LOCKING 2.4X10MM AS:BIOMET 76-2510	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	7000	FBZ030212005	因屬自費衛材，需自費使用，對金屬過敏者不可使用。
5638	肋骨固定系統骨釘(銀色) 2.4X12MM AS:BIOMET 76-2512	SCREW, SELF-TAPPING, CANCELLOUS X-DRIVE LOCKING 2.4X12MM AS:BIOMET 76-2512	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	7000	FBZ030212005	因屬自費衛材，需自費使用，對金屬過敏者不可使用。
5639	肋骨固定系統骨釘(銀色) 2.4X14MM AS:BIOMET 76-2514	SCREW, SELF-TAPPING, CANCELLOUS X-DRIVE LOCKING 2.4X14MM AS:BIOMET 76-2514	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	7000	FBZ030212005	因屬自費衛材，需自費使用，對金屬過敏者不可使用。
5640	肋骨固定系統骨釘(銀色) 2.4X16MM AS:BIOMET 76-2516	SCREW, SELF-TAPPING, CANCELLOUS X-DRIVE LOCKING 2.4X16MM AS:BIOMET 76-2516	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	7000	FBZ030212005	因屬自費衛材，需自費使用，對金屬過敏者不可使用。
5641	肋骨固定系統骨釘(紫色) 2.4X7MM AS:BIOMET 76-2707	SCREW, EMERGENCY, CANCELLOUS X-DRIVE LOCKING 2.4X7MM AS:BIOMET 76-2707	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	7000	FBZ030212005	因屬自費衛材，需自費使用，對金屬過敏者不可使用。
5642	肋骨固定系統骨釘(紫色) 2.4X8MM AS:BIOMET 76-2708	SCREW, EMERGENCY, CANCELLOUS X-DRIVE LOCKING 2.4X8MM AS:BIOMET 76-2708	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	7000	FBZ030212005	因屬自費衛材，需自費使用，對金屬過敏者不可使用。

5643	肋骨固定系統骨釘(紫色) 2.4X10MM AS:BIOMET 76-2710	SCREW, EMERGENCY, CANCELLOUS X-DRIVE LOCKING 2.4X10MM AS:BIOMET 76-2710	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	7000	FBZ030212005	因屬自費衛材，需自費使用，對金屬過敏者不可使用。
5644	肋骨固定系統骨釘(紫色) 2.4X12MM AS:BIOMET 76-2712	SCREW, EMERGENCY, CANCELLOUS X-DRIVE LOCKING 2.4X12MM AS:BIOMET 76-2712	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	7000	FBZ030212005	因屬自費衛材，需自費使用，對金屬過敏者不可使用。
5645	肋骨固定系統骨釘(紫色) 2.4X14MM AS:BIOMET 76-2714	SCREW, EMERGENCY, CANCELLOUS X-DRIVE LOCKING 2.4X14MM AS:BIOMET 76-2714	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	7000	FBZ030212005	因屬自費衛材，需自費使用，對金屬過敏者不可使用。
5646	肋骨固定系統骨釘(紫色) 2.4X16MM AS:BIOMET 76-2716	SCREW, EMERGENCY, CANCELLOUS X-DRIVE LOCKING 2.4X16MM AS:BIOMET 76-2716	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	無特別的健保品項，因為傳統肋骨骨折採取自然癒合不治療的保守方式，所以病人因為高度疼痛而影響日常作息，也易產生感染及肺炎等併發症，甚至可能因為肋骨癒合不良導致長期慢性疼痛。	無	7000	FBZ030212005	因屬自費衛材，需自費使用，對金屬過敏者不可使用。
5647	高密度網格定位導管 雙向 D/F CURVE SPACING 3-3-3MM AS:ABBOTT D-AVHD-DF16	ADVISOR HD GRID MAPPING CATHETER, SENSOR ENABLEDBIPOLAR D/F CURVE SPACING 3-3-3MM AS:ABBOTT D-AVHD-DF16	導管軸末端有電位磁場感應器，可感應磁場電位差並搭配相容之磁導引描繪系統對心臟結構作快速的量測，大幅提升手術精準度，減少操作時間及病患/醫護人員暴露在放射線下的危險。	血管穿孔或剝離是進行任何電極放置時的固有風險，請務必小心操?導管，以避免裝置組件損壞、血栓栓塞、腦血管意外、心臟損傷、穿孔、心包積液或填塞。	本產品為具感應器，呈網格狀分佈共18個電極及可調控的電生理導管，在進行電生理診斷期間，用於記錄心內訊號、心臟刺激及心房區域定位。導管可與視覺化與描繪導覽系統相容，進行即時定位及心臟描繪。	無	122000	CXZ031211001	裝有人工瓣膜的病患、有左心房血栓或黏液瘤的病患，或以經中隔法裝有心房間隔片或補片的病患。不適用於有活動性全身性感染的病患。
5648	益舒穩彈性環 多柔膚可塑形 LP70MM DURAHESIVE CMT 33-45MM AS:CONVATEC 421041	NATURA ACCORDION FLANGE LP70MM DURAHESIVE CMT 33-45MM AS:CONVATEC 421041	用於處理造口排泄物	無	康威可塑形技術加彈性環設計，有效保護皮膚與造口緊密貼合，且不再有壓痛現象。	雙片式設計，可搭配不同造口袋使用，可單獨更換便袋，減少造口周圍皮膚傷害。	294	BBZ016298002	於使用前由醫護人員評估適用
5649	益舒穩彈性環 多柔膚可塑型 LP57MM DURAHESIVE CMT 22-33MM AS:CONVATEC 421040	NATURA ACCORDION FLANGE LP57MM DURAHESIVE CMT 22-33MM AS:CONVATEC 421040	用於處理造口排泄物	無	康威可塑形技術加彈性環設計，有效保護皮膚與造口緊密貼合，且不再有壓痛現象。	雙片式設計，可搭配不同造口袋使用，可單獨更換便袋，減少造口周圍皮膚傷害。	294	BBZ016298002	於使用前由醫護人員評估適用
5650	史汀格導管 3.2FR X 135CM AS:BOSTON H749393130SR0	STINGRAY LP CATHETER 3.2FR X 135CM AS:BOSTON H749393130SR0	適用於慢性全阻塞病患，可縮短手術時間，增加成功率。	偶發動脈痙攣，血管創傷，出血，血腫。	有效節省時間，減少病人造影劑量，增加手術成功率。	無健保品項	50000	CGZ028601001	比照一般心導管手術，術前須先服用抗凝血劑，術中仍須持續監控凝血功能。
5651	庫柏導管 6FR X 135CM AS:BOSTON H749M2000B0	CROSSBOSS CATHETER 6FR X 135CM AS:BOSTON H749M2000B0	適用於支架內再狹窄之病患，以及用於慢性全阻塞的病患。	偶發動脈痙攣，血管創傷，出血，血腫。	有效節省時間，減少病人造影劑量。	無健保品項	44000	CGZ026029001	比照一般心導管手術，術前須先服用抗凝血劑，術中仍須持續監控凝血功能。
5652	史汀格導線 185CM AS:BOSTON H749M3012B0	STINGRAY GUIDEWIRE 185CM AS:BOSTON H749M3012B0	僅限於搭配史汀格導管使用	動脈痙攣，血管創傷，出血，血腫。	輔助搭配史汀格導管使用	無健保品項	13600	CGZ026047001	比照一般心導管手術，術前須先服用抗凝血劑，術中仍須持續監控凝血功能。
5653	可擴張椎體強化系統 EXPANDABLE VERTEBRAL AUGMENT SYSTEM AS : CG 708-9010	EXPANDABLE VERTEBRAL AUGMENT SYSTEM AS : CG 708-9010	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	所有有關椎體內擴張支架手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：1.手術部位疼痛。2.手術部位輕微出血。3.矯正喪失。4.表面(軟組織)感染。5.手術部位旁的骨頭骨折。6.軟組織血液凝塊(血腫)。7.軟組織損傷。	本產品適用於椎體壓迫性骨折之疼痛治療，可透過使用本產品搭配脊椎專用骨水泥提供內固定及穩定。本產品適用範圍於椎節T2-L5，不適用於頸椎植入。	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，放入可以擴張並持續提供推體強度的植入物，並且該植入物還可以在灌注骨水泥的過程中防止骨水泥過度滲漏及外洩。	124000	FBZ005887001	無
5654	冷凝射頻切口探針組 COOLIEF COOLED RADIOFREQUENCY PROBE KIT 17GX75MM AS:HALYARD CRK-17-75-4	COOLIEF COOLED RADIOFREQUENCY PROBE KIT 17GX75MM AS:HALYARD CRK-17-75-4	本產品是用用於頸椎第3節(C3)到第7節(C7)單節的頸椎椎間盤退化性疾病，適應症包括：椎間盤退化、椎間盤突出、經內科治療無效之頸部椎間盤退化，合併神經功能不足之神經根病變。目前無類似健保給付產品。	1.使用本裝置之併發症與其他手術進行時，所使用藥物及麻醉時之併發症相類似。2.應小心仔細進行滅菌程序，否則可能導致椎間盤之感染。	利用特製水冷式射頻切口探針組，藉影像導引準確置入引起慢性疼痛的部位(如Knee,HIP,SIJ,Lumbar等神經病變)後，施行治療受損病灶，去除神經的壓迫，以達到疼痛緩解的目的。此種療法因為配合使用水冷式馬達，所以可以達到慢速升溫及達到較大Lesion體積的目的。	此產品為水冷式高頻熱凝療法，原理與傳統RF探針設定80度90秒做神經阻斷相同，lesion的大小為傳統RF的八倍，可以達到更好的治療效果與術後持續時間。	65000	TKZ029477001	1.應由專業外科醫師使用。2.手術後的照護應嚴格遵守。
5655	菲克斯固定彎電極導管 2 FR X 130CM 5-5-5 AS:JAPAN LIFELINE F8552	EPATAR FIX ELECTROPHYSIOLOGY CATHETER 2 FR X 130CM 5-5-5 AS:JAPAN LIFELINE F8552	本系統適用於提供血管內主動脈覆膜支架移植物和原生動脈之間的固定和封合。本系統適用於血管內覆膜支架移植物已出現位移或滲漏或面臨此類併發症風險的病患，其必須增加徑向固定和/或封合才能重新獲得或維持適當的動脈瘤隔離。	無已知副作用。	生理電極導管係透過皮膚與血管腔置入心臟冠狀竇與房室瓣膜環帶暫時起搏或心臟生理電極檢查。	無	55000	CXZ022930001	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。5.需有專科執照醫師使用。
5656	脈克拉無導線節律系統 VOLUME 0.8CC, LENGTH 25.9MM, MASS 1.75G , OUTER DIAMETER 6.7AS:MEDTRONIC MC1VR01	MICRA TRANSCATHETER LEADLESS PACEMAKER SYSTEMVOLUME 0.8CC, LENGTH 25.9MM, MASS 1.75G , OUTER DIAMETER 6.7AS:MEDTRONIC M	本裝置用於改善心輸出量、預防症狀，或避免心臟脈衝形成或傳導失常有關的心律不整，適用於出現運動不耐症或與心律不整有關之運動限制的病患。使用速率反應模式可回復心率隨運動量變化及改善心輸出量。已申請健保給付尚未通過。	無	本裝置用於改善心輸出量、預防症狀，或避免心臟脈衝形成或傳導失常有關的心律不整，適用於出現運動不耐症或與心律不整有關之運動限制的病患。使用速率反應模式可回復心率隨運動量變化及改善心輸出量。已申請健保給付尚未通過。	無	340000	S8029037001	無
5657	脈克拉親水性塗層血管導引鞘 導引鞘內徑7.8MM，工作長度55.7CM AS:MEDTRONIC MI2355A	MICRA INTRODUCER WITH HYDROPHILIC COATING導引鞘內徑7.8MM，工作長度55.7CM AS:MEDTRONIC MI2355A	本產品係提供一個通道，以將血管內裝置置入靜脈系統，並減少與此置入過程相關所產生的失血。已申請健保給付尚未通過。	可能的不良事件與使用本產品相關的不良事件或併發症包括但不限於材質引發之過敏反應、 失血、出血或血腫、栓塞（微小或大栓塞）伴隨短暫或永久缺血、感染、血管創傷（例如切開、破裂、穿孔或撕裂）、死亡。	本產品係提供一個通道，以將血管內裝置置入靜脈系統，並減少與此置入過程相關所產生的失血。已申請健保給付尚未通過。	無	25000	S8028626001	無
5658	鷹嘴突切扣式圍關節鎖定骨板 左 OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCK 4HX96MM AS:APLUS 0316-0100-04	OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCK 4HX96MM AS:APLUS 0316-0100-04	1.材質不同。2.固定骨折方式不同。	1.傷口感染。2.神經與血管損傷。3.骨折遲延癒合或不癒合。4.再骨折。5.植入物破壞。	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V。2.與骨頭的相容性較佳。3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)。	Lockingplate固定效果佳，骨癒合效果更好減少Revision的機會。	69000	FBZ003129019	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同。
5659	鷹嘴突切扣式圍關節鎖定骨板 左 OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCK 6HX118MM AS:APLUS 0316-0100-06	OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCK 6HX118MM AS:APLUS 0316-0100-06	1.材質不同。2.固定骨折方式不同。	1.傷口感染。2.神經與血管損傷。3.骨折遲延癒合或不癒合。4.再骨折。5.植入物破壞。	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V。2.與骨頭的相容性較佳。3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)。	Lockingplate固定效果佳，骨癒合效果更好減少Revision的機會。	69000	FBZ003129019	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同。
5660	鷹嘴突切扣式圍關節鎖定骨板 左 OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCK 8HX141MM AS:APLUS 0316-0100-08	OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCK 8HX141MM AS:APLUS 0316-0100-08	1.材質不同。2.固定骨折方式不同。	1.傷口感染。2.神經與血管損傷。3.骨折遲延癒合或不癒合。4.再骨折。5.植入物破壞。	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V。2.與骨頭的相容性較佳。3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)。	Lockingplate固定效果佳，骨癒合效果更好減少Revision的機會。	69000	FBZ003129019	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同。
5661	鷹嘴突切扣式圍關節鎖定骨板 左 OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCK 10HX163MM AS:APLUS 0316-0100-10	OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCK 10HX163MM AS:APLUS 0316-0100-10	1.材質不同。2.固定骨折方式不同。	1.傷口感染。2.神經與血管損傷。3.骨折遲延癒合或不癒合。4.再骨折。5.植入物破壞。	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V。2.與骨頭的相容性較佳。3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)。	Lockingplate固定效果佳，骨癒合效果更好減少Revision的機會。	69000	FBZ003129019	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同。
5662	鷹嘴突切扣式圍關節鎖定骨板 左 OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCK 2HX73MM AS:APLUS 0316-0100-02	OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCK 2HX73MM AS:APLUS 0316-0100-02	1.材質不同。2.固定骨折方式不同。	1.傷口感染。2.神經與血管損傷。3.骨折遲延癒合或不癒合。4.再骨折。5.植入物破壞。	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V。2.與骨頭的相容性較佳。3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)。	Lockingplate固定效果佳，骨癒合效果更好減少Revision的機會。	69000	FBZ003129019	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同。

5663	直式加壓大型骨板 STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 5HX100MMAS:APLUS 0502-0806-05	STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 5HX100MMAS:APLUS 0502-0806-05	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5664	直式加壓大型骨板 STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 6HX116MMAS:APLUS 0502-0806-06	STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 6HX116MMAS:APLUS 0502-0806-06	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5665	直式加壓大型骨板 STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 7HX132MMAS:APLUS 0502-0806-07	STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 7HX132MMAS:APLUS 0502-0806-07	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5666	直式加壓大型骨板 STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 8HX148MMAS:APLUS 0502-0806-08	STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 8HX148MMAS:APLUS 0502-0806-08	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5667	直式加壓大型骨板 STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 9HX164MMAS:APLUS 0502-0806-09	STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 9HX164MMAS:APLUS 0502-0806-09	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5668	直式加壓大型骨板 STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 10HX180MMAS:APLUS 0502-0806-10	STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 10HX180MMAS:APLUS 0502-0806-10	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5669	直式加壓大型骨板 STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 11HX196MMAS:APLUS 0502-0806-11	STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 11HX196MMAS:APLUS 0502-0806-11	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5670	直式加壓大型骨板 STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 12HX212MMAS:APLUS 0502-0806-12	STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 12HX212MMAS:APLUS 0502-0806-12	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5671	直式加壓大型骨板 STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 13HX228MMAS:APLUS 0502-0806-13	STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 13HX228MMAS:APLUS 0502-0806-13	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5672	直式加壓大型骨板 STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 14HX244MMAS:APLUS 0502-0806-14	STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 14HX244MMAS:APLUS 0502-0806-14	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5673	股骨近端外側骨板 右 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 13HX286MMAS:APLUS 0502-0101-13	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 13HX286MMAS:APLUS 0502-0101-13	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5674	股骨近端外側骨板 右 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 14HX302MMAS:APLUS 0502-0101-14	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 14HX302MMAS:APLUS 0502-0101-14	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5675	股骨近端外側骨板 右 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 15HX318MMAS:APLUS 0502-0101-15	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 15HX318MMAS:APLUS 0502-0101-15	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5676	股骨近端外側骨板 右 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 16HX334MMAS:APLUS 0502-0101-16	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 16HX334MMAS:APLUS 0502-0101-16	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5677	股骨近端外側骨板 右 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 17HX350MMAS:APLUS 0502-0101-17	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 17HX350MMAS:APLUS 0502-0101-17	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5678	股骨近端外側骨板 右 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 18HX366MMAS:APLUS 0502-0101-18	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 18HX366MMAS:APLUS 0502-0101-18	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5679	股骨近端外側骨板 右 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 19HX382MMAS:APLUS 0502-0101-19	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 19HX382MMAS:APLUS 0502-0101-19	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5680	股骨近端外側骨板 右 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 20HX398MMAS:APLUS 0502-0101-20	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 20HX398MMAS:APLUS 0502-0101-20	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5681	脛骨近端後內側鎖定骨板 左 POSTERIOR TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 2HX55MMAS:APLUS 0716-0100-02	POSTERIOR TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 2HX55MMAS:APLUS 0716-0100-02	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	75000	FBZ003129010	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5682	脛骨近端後內側鎖定骨板 左 POSTERIOR TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 3HX68MMAS:APLUS 0716-0100-03	POSTERIOR TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 3HX68MMAS:APLUS 0716-0100-03	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	75000	FBZ003129010	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5683	直式加壓大型骨板 STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 15HX260MMAS:APLUS 0502-0806-15	STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 15HX260MMAS:APLUS 0502-0806-15	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5684	脛骨近端後內側鎖定骨板 左 POSTERIOR TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 4HX81MMAS:APLUS 0716-0100-04	POSTERIOR TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 4HX81MMAS:APLUS 0716-0100-04	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	75000	FBZ003129010	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5685	脛骨近端後內側鎖定骨板 左 POSTERIOR TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 5HX94MMAS:APLUS 0716-0100-05	POSTERIOR TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 5HX94MMAS:APLUS 0716-0100-05	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	75000	FBZ003129010	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5686	脛骨近端後內側鎖定骨板 左 POSTERIOR TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 6HX107MMAS:APLUS 0716-0100-06	POSTERIOR TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 6HX107MMAS:APLUS 0716-0100-06	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	75000	FBZ003129010	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・

5687	脛骨近端後內側鎖定骨板 右 POSTERIOR TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 2HX55MMAS:APLUS 0716-0101-02	POSTERIOR TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 2HX55MMAS:APLUS 0716-0101-02	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	75000	FBZ003129010	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5688	脛骨近端後內側鎖定骨板 右 POSTERIOR TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 3HX68MMAS:APLUS 0716-0101-03	POSTERIOR TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 3HX68MMAS:APLUS 0716-0101-03	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	75000	FBZ003129010	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5689	脛骨近端後內側鎖定骨板 右 POSTERIOR TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 4HX81MMAS:APLUS 0716-0101-04	POSTERIOR TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 4HX81MMAS:APLUS 0716-0101-04	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	75000	FBZ003129010	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5690	脛骨近端後內側鎖定骨板 右 POSTERIOR TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 5HX94MMAS:APLUS 0716-0101-05	POSTERIOR TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 5HX94MMAS:APLUS 0716-0101-05	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	75000	FBZ003129010	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5691	脛骨近端後內側鎖定骨板 右 POSTERIOR TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 6HX107MMAS:APLUS 0716-0101-06	POSTERIOR TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 6HX107MMAS:APLUS 0716-0101-06	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	75000	FBZ003129010	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5692	脛骨近端後外側鎖定骨板 左 POSTERIOR TIBIAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 2HX56MMAS:APLUS 0720-0100-02	POSTERIOR TIBIAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 2HX56MMAS:APLUS 0720-0100-02	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	75000	FBZ003129010	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5693	脛骨近端後外側鎖定骨板 左 POSTERIOR TIBIAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 3HX69MMAS:APLUS 0720-0100-03	POSTERIOR TIBIAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 3HX69MMAS:APLUS 0720-0100-03	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	75000	FBZ003129010	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5694	直式加壓大型骨板 STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 16HX276MMAS:APLUS 0502-0806-16	STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 16HX276MMAS:APLUS 0502-0806-16	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5695	脛骨近端後外側鎖定骨板 左 POSTERIOR TIBIAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 4HX82MMAS:APLUS 0720-0100-04	POSTERIOR TIBIAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 4HX82MMAS:APLUS 0720-0100-04	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	75000	FBZ003129010	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5696	脛骨近端後外側鎖定骨板 左 POSTERIOR TIBIAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 5HX95MMAS:APLUS 0720-0100-05	POSTERIOR TIBIAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 5HX95MMAS:APLUS 0720-0100-05	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	75000	FBZ003129010	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5697	脛骨近端後外側鎖定骨板 左 POSTERIOR TIBIAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 6HX108MMAS:APLUS 0720-0100-06	POSTERIOR TIBIAL LATERAL LOCKING PLATE LEFT 6HX108MMAS:APLUS 0720-0100-06	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	75000	FBZ003129010	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5698	脛骨近端後外側鎖定骨板 右 POSTERIOR TIBIAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 2HX56MMAS:APLUS 0720-0101-02	POSTERIOR TIBIAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 2HX56MMAS:APLUS 0720-0101-02	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	75000	FBZ003129010	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5699	脛骨近端後外側鎖定骨板 右 POSTERIOR TIBIAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 3HX69MMAS:APLUS 0720-0101-03	POSTERIOR TIBIAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 3HX69MMAS:APLUS 0720-0101-03	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	75000	FBZ003129010	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5700	脛骨近端後外側鎖定骨板 右 POSTERIOR TIBIAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 4HX82MMAS:APLUS 0720-0101-04	POSTERIOR TIBIAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 4HX82MMAS:APLUS 0720-0101-04	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	75000	FBZ003129010	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5701	脛骨近端後外側鎖定骨板 右 POSTERIOR TIBIAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 5HX95MMAS:APLUS 0720-0101-05	POSTERIOR TIBIAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 5HX95MMAS:APLUS 0720-0101-05	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	75000	FBZ003129010	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5702	脛骨近端後外側鎖定骨板 右 POSTERIOR TIBIAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 6HX108MMAS:APLUS 0720-0101-06	POSTERIOR TIBIAL LATERAL LOCKING PLATE RIGHT 6HX108MMAS:APLUS 0720-0101-06	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	75000	FBZ003129010	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5703	直式加壓大型骨板 STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 17HX292MMAS:APLUS 0502-0806-17	STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 17HX292MMAS:APLUS 0502-0806-17	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5704	直式加壓大型骨板 STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 18HX308MMAS:APLUS 0502-0806-18	STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 18HX308MMAS:APLUS 0502-0806-18	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5705	直式加壓大型骨板 STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 19HX324MMAS:APLUS 0502-0806-19	STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 19HX324MMAS:APLUS 0502-0806-19	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5706	直式加壓大型骨板 STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 20HX340MMAS:APLUS 0502-0806-20	STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 20HX340MMAS:APLUS 0502-0806-20	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5707	直式加壓大型骨板 STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 21HX356MMAS:APLUS 0502-0806-21	STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 21HX356MMAS:APLUS 0502-0806-21	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5708	直式加壓大型骨板 STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 22HX372MMAS:APLUS 0502-0806-22	STRAIGHT DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 22HX372MMAS:APLUS 0502-0806-22	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5709	寬直型加壓鎖定骨板 STRAIGHT WIDTH DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 6HX104MMAS:APLUS 0700-0705-06	STRAIGHT WIDTH DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 6HX104MMAS:APLUS 0700-0705-06	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5710	寬直型加壓鎖定骨板 STRAIGHT WIDTH DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 8HX136MMAS:APLUS 0700-0705-08	STRAIGHT WIDTH DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 8HX136MMAS:APLUS 0700-0705-08	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・

5711	寬直型加壓鎖定骨板 STRAIGHT WIDTH DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 10HX168MMAS:APLUS 0700-0705-10	STRAIGHT WIDTH DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 10HX168MMAS:APLUS 0700-0705-10	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5712	寬直型加壓鎖定骨板 STRAIGHT WIDTH DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 12HX200MMAS:APLUS 0700-0705-12	STRAIGHT WIDTH DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 12HX200MMAS:APLUS 0700-0705-12	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5713	寬直型加壓鎖定骨板 STRAIGHT WIDTH DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 14HX232MMAS:APLUS 0700-0705-14	STRAIGHT WIDTH DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 14HX232MMAS:APLUS 0700-0705-14	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5714	寬直型加壓鎖定骨板 STRAIGHT WIDTH DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 16HX264MMAS:APLUS 0700-0705-16	STRAIGHT WIDTH DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 16HX264MMAS:APLUS 0700-0705-16	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5715	寬直型加壓鎖定骨板 STRAIGHT WIDTH DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 18HX296MMAS:APLUS 0700-0705-18	STRAIGHT WIDTH DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 18HX296MMAS:APLUS 0700-0705-18	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5716	寬直型加壓鎖定骨板 STRAIGHT WIDTH DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 20HX328MMAS:APLUS 0700-0705-20	STRAIGHT WIDTH DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 20HX328MMAS:APLUS 0700-0705-20	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5717	寬直型加壓鎖定骨板 STRAIGHT WIDTH DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 22HX360MMAS:APLUS 0700-0705-22	STRAIGHT WIDTH DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 22HX360MMAS:APLUS 0700-0705-22	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5718	直型加壓鎖定骨板 DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 4HX59MM AS:APLUS 0202-0705-04	DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 4HX59MM AS:APLUS 0202-0705-04	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5719	直型加壓鎖定骨板 DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 6HX85MM AS:APLUS 0202-0705-06	DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 6HX85MM AS:APLUS 0202-0705-06	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5720	直型加壓鎖定骨板 DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 8HX111MM AS:APLUS 0202-0705-08	DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 8HX111MM AS:APLUS 0202-0705-08	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5721	直型加壓鎖定骨板 DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 10HX137MM AS:APLUS 0202-0705-10	DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 10HX137MM AS:APLUS 0202-0705-10	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5722	直型加壓鎖定骨板 DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 12HX163MM AS:APLUS 0202-0705-12	DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 12HX163MM AS:APLUS 0202-0705-12	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5723	直型加壓鎖定骨板 DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 14HX189MM AS:APLUS 0202-0705-14	DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 14HX189MM AS:APLUS 0202-0705-14	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5724	直型加壓鎖定骨板 DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 16HX215MM AS:APLUS 0202-0705-16	DCP LOCKING COMPRESSION PLATE 16HX215MM AS:APLUS 0202-0705-16	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5725	解剖弓形加壓鎖定骨板 ANATOMIC ARCHED COMPRESSION LOCKING PLATE 6HX104MMAS:APLUS 0502-0705-06	ANATOMIC ARCHED COMPRESSION LOCKING PLATE 6HX104MMAS:APLUS 0502-0705-06	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5726	解剖弓形加壓鎖定骨板 ANATOMIC ARCHED COMPRESSION LOCKING PLATE 8HX136MMAS:APLUS 0502-0705-08	ANATOMIC ARCHED COMPRESSION LOCKING PLATE 8HX136MMAS:APLUS 0502-0705-08	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5727	解剖弓形加壓鎖定骨板 ANATOMIC ARCHED COMPRESSION LOCKING PLATE 10HX168MMAS:APLUS 0502-0705-10	ANATOMIC ARCHED COMPRESSION LOCKING PLATE 10HX168MMAS:APLUS 0502-0705-10	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5728	解剖弓形加壓鎖定骨板 ANATOMIC ARCHED COMPRESSION LOCKING PLATE 12HX200MMAS:APLUS 0502-0705-12	ANATOMIC ARCHED COMPRESSION LOCKING PLATE 12HX200MMAS:APLUS 0502-0705-12	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5729	解剖弓形加壓鎖定骨板 ANATOMIC ARCHED COMPRESSION LOCKING PLATE 14HX232MMAS:APLUS 0502-0705-14	ANATOMIC ARCHED COMPRESSION LOCKING PLATE 14HX232MMAS:APLUS 0502-0705-14	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5730	解剖弓形加壓鎖定骨板 ANATOMIC ARCHED COMPRESSION LOCKING PLATE 16HX264MMAS:APLUS 0502-0705-16	ANATOMIC ARCHED COMPRESSION LOCKING PLATE 16HX264MMAS:APLUS 0502-0705-16	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5731	解剖弓形加壓鎖定骨板 ANATOMIC ARCHED COMPRESSION LOCKING PLATE 18HX296MMAS:APLUS 0502-0705-18	ANATOMIC ARCHED COMPRESSION LOCKING PLATE 18HX296MMAS:APLUS 0502-0705-18	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5732	解剖弓形加壓鎖定骨板 ANATOMIC ARCHED COMPRESSION LOCKING PLATE 20HX328MMAS:APLUS 0502-0705-20	ANATOMIC ARCHED COMPRESSION LOCKING PLATE 20HX328MMAS:APLUS 0502-0705-20	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5733	解剖弓形加壓鎖定骨板 ANATOMIC ARCHED COMPRESSION LOCKING PLATE 22HX360MMAS:APLUS 0502-0705-22	ANATOMIC ARCHED COMPRESSION LOCKING PLATE 22HX360MMAS:APLUS 0502-0705-22	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	55900	FBZ003129017	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5734	腓骨遠端外側鎖定骨板 左 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 2HX74MAS:APLUS 0602-0000-02	DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 2HX74MAS:APLUS 0602-0000-02	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	54600	FBZ003129016	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5735	腓骨遠端外側鎖定骨板 左 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 3HX87MMAS:APLUS 0602-0000-03	DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 3HX87MMAS:APLUS 0602-0000-03	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	54600	FBZ003129016	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5736	腓骨遠端外側鎖定骨板 左 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 4HX100MMAS:APLUS 0602-0000-04	DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 4HX100MMAS:APLUS 0602-0000-04	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	54600	FBZ003129016	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・

5737	腓骨遠端外側鎖定骨板 左 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 5HX113MMAS:APLUS 0602-0000-05	DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 5HX113MMAS:APLUS 0602-0000-05	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	54600	FBZ003129016	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5738	腓骨遠端外側鎖定骨板 左 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 6HX126MMAS:APLUS 0602-0000-06	DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 6HX126MMAS:APLUS 0602-0000-06	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	54600	FBZ003129016	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5739	腓骨遠端外側鎖定骨板 左 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 7HX139MMAS:APLUS 0602-0000-07	DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 7HX139MMAS:APLUS 0602-0000-07	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	54600	FBZ003129016	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5740	腓骨遠端外側鎖定骨板 左 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 8HX152MMAS:APLUS 0602-0000-08	DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 8HX152MMAS:APLUS 0602-0000-08	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	54600	FBZ003129016	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5741	腓骨遠端外側鎖定骨板 左 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 9HX165MMAS:APLUS 0602-0000-09	DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 9HX165MMAS:APLUS 0602-0000-09	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	54600	FBZ003129016	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5742	腓骨遠端外側鎖定骨板 左 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 10HX178MMAS:APLUS 0602-0000-10	DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 10HX178MMAS:APLUS 0602-0000-10	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	54600	FBZ003129016	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5743	腓骨遠端外側鎖定骨板 左 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 11HX191MMAS:APLUS 0602-0000-11	DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 11HX191MMAS:APLUS 0602-0000-11	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	54600	FBZ003129016	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5744	腓骨遠端外側鎖定骨板 左 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 12HX204MMAS:APLUS 0602-0000-12	DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 12HX204MMAS:APLUS 0602-0000-12	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	54600	FBZ003129016	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5745	腓骨遠端外側鎖定骨板 左 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 13HX217MMAS:APLUS 0602-0000-13	DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 13HX217MMAS:APLUS 0602-0000-13	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	54600	FBZ003129016	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5746	腓骨遠端外側鎖定骨板 左 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 14HX230MMAS:APLUS 0602-0000-14	DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE LEFT 14HX230MMAS:APLUS 0602-0000-14	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	54600	FBZ003129016	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5747	腓骨遠端外側鎖定骨板 右 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 2HX74MMAS:APLUS 0602-0001-02	DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 2HX74MMAS:APLUS 0602-0001-02	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	54600	FBZ003129016	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5748	腓骨遠端外側鎖定骨板 右 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 3HX87MMAS:APLUS 0602-0001-03	DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 3HX87MMAS:APLUS 0602-0001-03	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	54600	FBZ003129016	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5749	腓骨遠端外側鎖定骨板 右 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 4HX100MMAS:APLUS 0602-0001-04	DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 4HX100MMAS:APLUS 0602-0001-04	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	54600	FBZ003129016	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5750	腓骨遠端外側鎖定骨板 右 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 5HX113MMAS:APLUS 0602-0001-05	DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 5HX113MMAS:APLUS 0602-0001-05	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	54600	FBZ003129016	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5751	腓骨遠端外側鎖定骨板 右 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 6HX126MMAS:APLUS 0602-0001-06	DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 6HX126MMAS:APLUS 0602-0001-06	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	54600	FBZ003129016	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5752	腓骨遠端外側鎖定骨板 右 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 7HX139MMAS:APLUS 0602-0001-07	DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 7HX139MMAS:APLUS 0602-0001-07	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	54600	FBZ003129016	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5753	腓骨遠端外側鎖定骨板 右 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 8HX152MMAS:APLUS 0602-0001-08	DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 8HX152MMAS:APLUS 0602-0001-08	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	54600	FBZ003129016	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5754	腓骨遠端外側鎖定骨板 右 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 9HX165MMAS:APLUS 0602-0001-09	DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 9HX165MMAS:APLUS 0602-0001-09	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	54600	FBZ003129016	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5755	腓骨遠端外側鎖定骨板 右 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 10HX178MMAS:APLUS 0602-0001-10	DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 10HX178MMAS:APLUS 0602-0001-10	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	54600	FBZ003129016	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5756	腓骨遠端外側鎖定骨板 右 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 11HX191MMAS:APLUS 0602-0001-11	DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 11HX191MMAS:APLUS 0602-0001-11	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	54600	FBZ003129016	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5757	腓骨遠端外側鎖定骨板 右 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 12HX204MMAS:APLUS 0602-0001-12	DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 12HX204MMAS:APLUS 0602-0001-12	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	54600	FBZ003129016	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5758	腓骨遠端外側鎖定骨板 右 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 13HX217MMAS:APLUS 0602-0001-13	DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 13HX217MMAS:APLUS 0602-0001-13	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	54600	FBZ003129016	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5759	腓骨遠端外側鎖定骨板 右 DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 14HX230MMAS:APLUS 0602-0001-14	DISTAL FIBULA DOUBLE HOOK LOCKING PLATE RIGHT 14HX230MMAS:APLUS 0602-0001-14	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	54600	FBZ003129016	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5760	股骨近端外側骨板 左 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 2HX110MMAS:APLUS 0502-0100-02	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 2HX110MMAS:APLUS 0502-0100-02	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳・骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・

5761	股骨近端外側骨板 左 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 3HX126MMAS:APLUS 0502-0100-03	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 3HX126MMAS:APLUS 0502-0100-03	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5762	股骨近端外側骨板 左 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 4HX142MMAS:APLUS 0502-0100-04	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 4HX142MMAS:APLUS 0502-0100-04	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5763	股骨近端外側骨板 左 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 5HX158MMAS:APLUS 0502-0100-05	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 5HX158MMAS:APLUS 0502-0100-05	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5764	股骨近端外側骨板 左 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 6HX174MMAS:APLUS 0502-0100-06	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 6HX174MMAS:APLUS 0502-0100-06	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5765	股骨近端外側骨板 左 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 7HX190MMAS:APLUS 0502-0100-07	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 7HX190MMAS:APLUS 0502-0100-07	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5766	股骨近端外側骨板 左 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 8HX206MMAS:APLUS 0502-0100-08	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 8HX206MMAS:APLUS 0502-0100-08	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5767	股骨近端外側骨板 左 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 9HX222MMAS:APLUS 0502-0100-09	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 9HX222MMAS:APLUS 0502-0100-09	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5768	股骨近端外側骨板 左 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 10HX238MMAS:APLUS 0502-0100-10	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 10HX238MMAS:APLUS 0502-0100-10	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5769	股骨近端外側骨板 左 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 11HX254MMAS:APLUS 0502-0100-11	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 11HX254MMAS:APLUS 0502-0100-11	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5770	股骨近端外側骨板 左 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 12HX270MMAS:APLUS 0502-0100-12	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 12HX270MMAS:APLUS 0502-0100-12	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5771	股骨近端外側骨板 左 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 13HX286MMAS:APLUS 0502-0100-13	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 13HX286MMAS:APLUS 0502-0100-13	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5772	股骨近端外側骨板 左 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 14HX302MMAS:APLUS 0502-0100-14	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 14HX302MMAS:APLUS 0502-0100-14	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5773	股骨近端外側骨板 左 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 15HX318MMAS:APLUS 0502-0100-15	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 15HX318MMAS:APLUS 0502-0100-15	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5774	股骨近端外側骨板 左 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 16HX334MMAS:APLUS 0502-0100-16	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 16HX334MMAS:APLUS 0502-0100-16	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5775	股骨近端外側骨板 左 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 17HX350MMAS:APLUS 0502-0100-17	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 17HX350MMAS:APLUS 0502-0100-17	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5776	股骨近端外側骨板 左 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 18HX366MMAS:APLUS 0502-0100-18	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 18HX366MMAS:APLUS 0502-0100-18	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5777	股骨近端外側骨板 左 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 19HX382MMAS:APLUS 0502-0100-19	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 19HX382MMAS:APLUS 0502-0100-19	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5778	股骨近端外側骨板 左 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 20HX398MMAS:APLUS 0502-0100-20	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE LEFT 20HX398MMAS:APLUS 0502-0100-20	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5779	股骨近端外側骨板 右 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 2HX110MMAS:APLUS 0502-0101-02	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 2HX110MMAS:APLUS 0502-0101-02	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5780	股骨近端外側骨板 右 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 3HX126MMAS:APLUS 0502-0101-03	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 3HX126MMAS:APLUS 0502-0101-03	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5781	股骨近端外側骨板 右 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 4HX142MMAS:APLUS 0502-0101-04	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 4HX142MMAS:APLUS 0502-0101-04	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5782	股骨近端外側骨板 右 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 5HX158MMAS:APLUS 0502-0101-05	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 5HX158MMAS:APLUS 0502-0101-05	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5783	股骨近端外側骨板 右 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 6HX174MMAS:APLUS 0502-0101-06	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 6HX174MMAS:APLUS 0502-0101-06	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・
5784	股骨近端外側骨板 右 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 7HX190MMAS:APLUS 0502-0101-07	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 7HX190MMAS:APLUS 0502-0101-07	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)・	Lockingplate固定效果佳．骨癒合效果更好減少Revision的機會・	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同・

5785	股骨近端外側骨板 右 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 8HX206MMAS:APLUS 0502-0101-08	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 8HX206MMAS:APLUS 0502-0101-08	1.材質不同。2.固定骨折方式不同。	1.傷口感染。2.神經與血管損傷。3.骨折遲延癒合或不癒合。4.再骨折。5.植入物破壞。	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V。2.與骨頭的相容性較佳。3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)。	Lockingplate固定效果佳，骨癒合效果更好減少Revision的機會。	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同。
5786	股骨近端外側骨板 右 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 9HX222MMAS:APLUS 0502-0101-09	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 9HX222MMAS:APLUS 0502-0101-09	1.材質不同。2.固定骨折方式不同。	1.傷口感染。2.神經與血管損傷。3.骨折遲延癒合或不癒合。4.再骨折。5.植入物破壞。	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V。2.與骨頭的相容性較佳。3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)。	Lockingplate固定效果佳，骨癒合效果更好減少Revision的機會。	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同。
5787	股骨近端外側骨板 右 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 10HX238MMAS:APLUS 0502-0101-10	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 10HX238MMAS:APLUS 0502-0101-10	1.材質不同。2.固定骨折方式不同。	1.傷口感染。2.神經與血管損傷。3.骨折遲延癒合或不癒合。4.再骨折。5.植入物破壞。	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V。2.與骨頭的相容性較佳。3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)。	Lockingplate固定效果佳，骨癒合效果更好減少Revision的機會。	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同。
5788	股骨近端外側骨板 右 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 11HX254MMAS:APLUS 0502-0101-11	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 11HX254MMAS:APLUS 0502-0101-11	1.材質不同。2.固定骨折方式不同。	1.傷口感染。2.神經與血管損傷。3.骨折遲延癒合或不癒合。4.再骨折。5.植入物破壞。	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V。2.與骨頭的相容性較佳。3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)。	Lockingplate固定效果佳，骨癒合效果更好減少Revision的機會。	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同。
5789	股骨近端外側骨板 右 PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 12HX270MMAS:APLUS 0502-0101-12	PROXIMAL FEMUR LOCKING PLATE RIGHT 12HX270MMAS:APLUS 0502-0101-12	1.材質不同。2.固定骨折方式不同。	1.傷口感染。2.神經與血管損傷。3.骨折遲延癒合或不癒合。4.再骨折。5.植入物破壞。	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V。2.與骨頭的相容性較佳。3.螺釘頭形狀扁平(Lowprofile)。	Lockingplate固定效果佳，骨癒合效果更好減少Revision的機會。	59375	FBZ003129035	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同。
5790	柯惠 沛霖卓導管組-具肝素塗層 COVIDEN PALINDROME H CHRONIC CATHETER KIT-HEPARIN AS:8888145043	COVIDEN PALINDROME H CHRONIC CATHETER KIT-HEPARIN AS:8888145043	肝素塗層具有高度生物相容性並可減少導管上的血小板黏著與抑制纖維鞘生成。	如同任何肝素相關的產品，應考慮以下情況：過敏：於醫療記錄中對肝素或與豬隻相關產品過敏的患者不適用含肝素導管。血小板過低：已有因使用含肝素導管而造成由肝素引發的血小板過低之記錄。	經試驗證實本產品的肝素塗層可在最長達720小時透析治療中減少導管上的血小板黏著。	經試驗證實本產品的肝素塗層可在最長達720小時透析治療中減少導管上的血小板黏著。	15000	CKZ025480001	本產品不可用於血栓血管或於呼吸器使用中時進行鎖骨下穿刺。本產品不適用於醫療記錄中對肝素或與豬隻相關產品過敏的個人；嚴重血小板過低的患者或患有不可控制的出血性疾病的患者。
5791	柯惠 沛霖卓導管組-具肝素塗層 COVIDEN PALINDROME H CHRONIC CATHETER KIT-HEPARIN AS:8888145044	COVIDEN PALINDROME H CHRONIC CATHETER KIT-HEPARIN AS:8888145044	肝素塗層具有高度生物相容性並可減少導管上的血小板黏著與抑制纖維鞘生成。	如同任何肝素相關的產品，應考慮以下情況：過敏：於醫療記錄中對肝素或與豬隻相關產品過敏的患者不適用含肝素導管。血小板過低：已有因使用含肝素導管而造成由肝素引發的血小板過低之記錄。	經試驗證實本產品的肝素塗層可在最長達720小時透析治療中減少導管上的血小板黏著。	經試驗證實本產品的肝素塗層可在最長達720小時透析治療中減少導管上的血小板黏著。	15000	CKZ025480001	本產品不可用於血栓血管或於呼吸器使用中時進行鎖骨下穿刺。本產品不適用於醫療記錄中對肝素或與豬隻相關產品過敏的個人；嚴重血小板過低的患者或患有不可控制的出血性疾病的患者。
5792	柯惠 沛霖卓導管組-具肝素塗層 COVIDEN PALINDROME H CHRONIC CATHETER KIT-HEPARIN AS:8888145045	COVIDEN PALINDROME H CHRONIC CATHETER KIT-HEPARIN AS:8888145045	肝素塗層具有高度生物相容性並可減少導管上的血小板黏著與抑制纖維鞘生成。	如同任何肝素相關的產品，應考慮以下情況：過敏：於醫療記錄中對肝素或與豬隻相關產品過敏的患者不適用含肝素導管。血小板過低：已有因使用含肝素導管而造成由肝素引發的血小板過低之記錄。	經試驗證實本產品的肝素塗層可在最長達720小時透析治療中減少導管上的血小板黏著。	經試驗證實本產品的肝素塗層可在最長達720小時透析治療中減少導管上的血小板黏著。	15000	CKZ025480001	本產品不可用於血栓血管或於呼吸器使用中時進行鎖骨下穿刺。本產品不適用於醫療記錄中對肝素或與豬隻相關產品過敏的個人；嚴重血小板過低的患者或患有不可控制的出血性疾病的患者。
5793	柯惠 沛霖卓導管組-具肝素塗層 COVIDEN PALINDROME H CHRONIC CATHETER KIT-HEPARIN AS:8888145046	COVIDEN PALINDROME H CHRONIC CATHETER KIT-HEPARIN AS:8888145046	肝素塗層具有高度生物相容性並可減少導管上的血小板黏著與抑制纖維鞘生成。	如同任何肝素相關的產品，應考慮以下情況：過敏：於醫療記錄中對肝素或與豬隻相關產品過敏的患者不適用含肝素導管。血小板過低：已有因使用含肝素導管而造成由肝素引發的血小板過低之記錄。	經試驗證實本產品的肝素塗層可在最長達720小時透析治療中減少導管上的血小板黏著。	經試驗證實本產品的肝素塗層可在最長達720小時透析治療中減少導管上的血小板黏著。	15000	CKZ025480001	本產品不可用於血栓血管或於呼吸器使用中時進行鎖骨下穿刺。本產品不適用於醫療記錄中對肝素或與豬隻相關產品過敏的個人；嚴重血小板過低的患者或患有不可控制的出血性疾病的患者。
5794	波帝斯人工頸椎椎間盤 PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE M 15X12 H5 AS:SYNTHES 04.670.925S	PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE M 15X12 H5 AS:SYNTHES 04.670.925S	用於植入並取代 C3至C7節段頸椎椎間盤(cervical intervertebral disc)，以恢復椎間盤高度及節段活動。	過敏反應．疼痛	1.恢復頸椎椎間盤高度及節段活動。2.不論單節或長節頸椎治療操作方式皆相同，簡單快速。	無	241000	FBZ026323001	承重結構的損壞可能促成組成零件的鬆脫、位移以及其他併發症，病患須定期回診檢查。
5795	波帝斯人工頸椎椎間盤 PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE M 15X12 H6 AS:SYNTHES 04.670.926S	PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE M 15X12 H6 AS:SYNTHES 04.670.926S	用於植入並取代 C3至C7節段頸椎椎間盤(cervical intervertebral disc)，以恢復椎間盤高度及節段活動。	過敏反應．疼痛	1.恢復頸椎椎間盤高度及節段活動。2.不論單節或長節頸椎治療操作方式皆相同，簡單快速。	無	241000	FBZ026323001	承重結構的損壞可能促成組成零件的鬆脫、位移以及其他併發症，病患須定期回診檢查。
5796	波帝斯人工頸椎椎間盤 PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE M 15X12 H7 AS:SYNTHES 04.670.927S	PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE M 15X12 H7 AS:SYNTHES 04.670.927S	用於植入並取代 C3至C7節段頸椎椎間盤(cervical intervertebral disc)，以恢復椎間盤高度及節段活動。	過敏反應．疼痛	1.恢復頸椎椎間盤高度及節段活動。2.不論單節或長節頸椎治療操作方式皆相同，簡單快速。	無	241000	FBZ026323001	承重結構的損壞可能促成組成零件的鬆脫、位移以及其他併發症，病患須定期回診檢查。
5797	波帝斯人工頸椎椎間盤 PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE MD 15X14 H5 AS:SYNTHES 04.670.935S	PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE MD 15X14 H5 AS:SYNTHES 04.670.935S	用於植入並取代 C3至C7節段頸椎椎間盤(cervical intervertebral disc)，以恢復椎間盤高度及節段活動。	過敏反應．疼痛	1.恢復頸椎椎間盤高度及節段活動。2.不論單節或長節頸椎治療操作方式皆相同，簡單快速。	無	241000	FBZ026323001	承重結構的損壞可能促成組成零件的鬆脫、位移以及其他併發症，病患須定期回診檢查。
5798	波帝斯人工頸椎椎間盤 PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE MD 15X14 H6 AS:SYNTHES 04.670.936S	PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE MD 15X14 H6 AS:SYNTHES 04.670.936S	用於植入並取代 C3至C7節段頸椎椎間盤(cervical intervertebral disc)，以恢復椎間盤高度及節段活動。	過敏反應．疼痛	1.恢復頸椎椎間盤高度及節段活動。2.不論單節或長節頸椎治療操作方式皆相同，簡單快速。	無	241000	FBZ026323001	承重結構的損壞可能促成組成零件的鬆脫、位移以及其他併發症，病患須定期回診檢查。
5799	波帝斯人工頸椎椎間盤 PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE MD 15X14 H7 AS:SYNTHES 04.670.937S	PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE MD 15X14 H7 AS:SYNTHES 04.670.937S	用於植入並取代 C3至C7節段頸椎椎間盤(cervical intervertebral disc)，以恢復椎間盤高度及節段活動。	過敏反應．疼痛	1.恢復頸椎椎間盤高度及節段活動。2.不論單節或長節頸椎治療操作方式皆相同，簡單快速。	無	241000	FBZ026323001	承重結構的損壞可能促成組成零件的鬆脫、位移以及其他併發症，病患須定期回診檢查。
5800	波帝斯人工頸椎椎間盤 PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE L 17X14 H5 AS:SYNTHES 04.670.945S	PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE L 17X14 H5 AS:SYNTHES 04.670.945S	用於植入並取代 C3至C7節段頸椎椎間盤(cervical intervertebral disc)，以恢復椎間盤高度及節段活動。	過敏反應．疼痛	1.恢復頸椎椎間盤高度及節段活動。2.不論單節或長節頸椎治療操作方式皆相同，簡單快速。	無	241000	FBZ026323001	承重結構的損壞可能促成組成零件的鬆脫、位移以及其他併發症，病患須定期回診檢查。
5801	波帝斯人工頸椎椎間盤 PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE L 17X14 H6 AS:SYNTHES 04.670.946S	PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE L 17X14 H6 AS:SYNTHES 04.670.946S	用於植入並取代 C3至C7節段頸椎椎間盤(cervical intervertebral disc)，以恢復椎間盤高度及節段活動。	過敏反應．疼痛	1.恢復頸椎椎間盤高度及節段活動。2.不論單節或長節頸椎治療操作方式皆相同，簡單快速。	無	241000	FBZ026323001	承重結構的損壞可能促成組成零件的鬆脫、位移以及其他併發症，病患須定期回診檢查。
5802	波帝斯人工頸椎椎間盤 PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE L 17X14 H7 AS:SYNTHES 04.670.947S	PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE L 17X14 H7 AS:SYNTHES 04.670.947S	用於植入並取代 C3至C7節段頸椎椎間盤(cervical intervertebral disc)，以恢復椎間盤高度及節段活動。	過敏反應．疼痛	1.恢復頸椎椎間盤高度及節段活動。2.不論單節或長節頸椎治療操作方式皆相同，簡單快速。	無	241000	FBZ026323001	承重結構的損壞可能促成組成零件的鬆脫、位移以及其他併發症，病患須定期回診檢查。
5803	波帝斯人工頸椎椎間盤 PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE LD 17X16 H5 AS:SYNTHES 04.670.955S	PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE LD 17X16 H5 AS:SYNTHES 04.670.955S	用於植入並取代 C3至C7節段頸椎椎間盤(cervical intervertebral disc)，以恢復椎間盤高度及節段活動。	過敏反應．疼痛	1.恢復頸椎椎間盤高度及節段活動。2.不論單節或長節頸椎治療操作方式皆相同，簡單快速。	無	241000	FBZ026323001	承重結構的損壞可能促成組成零件的鬆脫、位移以及其他併發症，病患須定期回診檢查。
5804	波帝斯人工頸椎椎間盤 PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE LD 17X16 H6 AS:SYNTHES 04.670.956S	PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE LD 17X16 H6 AS:SYNTHES 04.670.956S	用於植入並取代 C3至C7節段頸椎椎間盤(cervical intervertebral disc)，以恢復椎間盤高度及節段活動。	過敏反應．疼痛	1.恢復頸椎椎間盤高度及節段活動。2.不論單節或長節頸椎治療操作方式皆相同，簡單快速。	無	241000	FBZ026323001	承重結構的損壞可能促成組成零件的鬆脫、位移以及其他併發症，病患須定期回診檢查。
5805	波帝斯人工頸椎椎間盤 PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE LD 17X16 H7 AS:SYNTHES 04.670.957S	PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE LD 17X16 H7 AS:SYNTHES 04.670.957S	用於植入並取代 C3至C7節段頸椎椎間盤(cervical intervertebral disc)，以恢復椎間盤高度及節段活動。	過敏反應．疼痛	1.恢復頸椎椎間盤高度及節段活動。2.不論單節或長節頸椎治療操作方式皆相同，簡單快速。	無	241000	FBZ026323001	承重結構的損壞可能促成組成零件的鬆脫、位移以及其他併發症，病患須定期回診檢查。
5806	波帝斯人工頸椎椎間盤 PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE XL 19X16 H5 AS:SYNTHES 04.670.965S	PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE XL 19X16 H5 AS:SYNTHES 04.670.965S	用於植入並取代 C3至C7節段頸椎椎間盤(cervical intervertebral disc)，以恢復椎間盤高度及節段活動。	過敏反應．疼痛	1.恢復頸椎椎間盤高度及節段活動。2.不論單節或長節頸椎治療操作方式皆相同，簡單快速。	無	241000	FBZ026323001	承重結構的損壞可能促成組成零件的鬆脫、位移以及其他併發症，病患須定期回診檢查。
5807	波帝斯人工頸椎椎間盤 PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE XL 19X16 H6 AS:SYNTHES 04.670.966S	PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE XL 19X16 H6 AS:SYNTHES 04.670.966S	用於植入並取代 C3至C7節段頸椎椎間盤(cervical intervertebral disc)，以恢復椎間盤高度及節段活動。	過敏反應．疼痛	1.恢復頸椎椎間盤高度及節段活動。2.不論單節或長節頸椎治療操作方式皆相同，簡單快速。	無	241000	FBZ026323001	承重結構的損壞可能促成組成零件的鬆脫、位移以及其他併發症，病患須定期回診檢查。
5808	波帝斯人工頸椎椎間盤 PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE XL 19X16 H7 AS:SYNTHES 04.670.967S	PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE XL 19X16 H7 AS:SYNTHES 04.670.967S	用於植入並取代 C3至C7節段頸椎椎間盤(cervical intervertebral disc)，以恢復椎間盤高度及節段活動。	過敏反應．疼痛	1.恢復頸椎椎間盤高度及節段活動。2.不論單節或長節頸椎治療操作方式皆相同，簡單快速。	無	241000	FBZ026323001	承重結構的損壞可能促成組成零件的鬆脫、位移以及其他併發症，病患須定期回診檢查。
5809	波帝斯人工頸椎椎間盤 PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE XLD 19X18 H5 AS:SYNTHES 04.670.975S	PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE XLD 19X18 H5 AS:SYNTHES 04.670.975S	用於植入並取代 C3至C7節段頸椎椎間盤(cervical intervertebral disc)，以恢復椎間盤高度及節段活動。	過敏反應．疼痛	1.恢復頸椎椎間盤高度及節段活動。2.不論單節或長節頸椎治療操作方式皆相同，簡單快速。	無	241000	FBZ026323001	承重結構的損壞可能促成組成零件的鬆脫、位移以及其他併發症，病患須定期回診檢查。

5810	波帝斯人工頸椎椎間盤 PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE XLD 19X18 H6 AS:SYNTHES 04.670.976S	PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE XLD 19X18 H6 AS:SYNTHES 04.670.976S	用於植入並取代 C3至C7節段頸椎椎間盤(cervical intervertebral disc)，以恢復椎間盤高度及節段活動。	過敏反應，疼痛	1.恢復頸椎椎間盤高度及節段活動。2.不論單節或長節頸椎治療操作方式皆相同，簡單快速。	無	241000	FBZ026323001	承重結構的損壞可能促成組成零件的鬆脫、位移以及其他併發症，病患須定期回診檢查。
5811	波帝斯人工頸椎椎間盤 PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE XLD 19X18 H7 AS:SYNTHES 04.670.977S	PRODISC-C VIVO CONVEX SIZE XLD 19X18 H7 AS:SYNTHES 04.670.977S	用於植入並取代 C3至C7節段頸椎椎間盤(cervical intervertebral disc)，以恢復椎間盤高度及節段活動。	過敏反應，疼痛	1.恢復頸椎椎間盤高度及節段活動。2.不論單節或長節頸椎治療操作方式皆相同，簡單快速。	無	241000	FBZ026323001	承重結構的損壞可能促成組成零件的鬆脫、位移以及其他併發症，病患須定期回診檢查。
5812	莎芙克兒血氧傳感器 AS:COVIDIEN SC-NEO	SOFTCARE OXYGEN SENSOR AS:COVIDIEN SC-NEO	經審定屬過程面特材，尚未納入健保給付。	無	經審定屬過程面特材，尚未納入健保給付。	目前無其他相同之健保品項比較。其他健保品項為重複使用之血氧傳感器。本品為單一病人使用，可減少院內感染之風險，降低因為病人感染控管後續的人力照護、藥品成本等。	1250	CHY012747001	監測傳感器之位置需要點對點，方能得到準確之監測數據。
5813	莎芙克兒血氧傳感器 AS:COVIDIEN SC-PR	SOFTCARE OXYGEN SENSOR AS:COVIDIEN SC-PR	經審定屬過程面特材，尚未納入健保給付。	無	經審定屬過程面特材，尚未納入健保給付。	目前無其他相同之健保品項比較。其他健保品項為重複使用之血氧傳感器。本品為單一病人使用，可減少院內感染之風險，降低因為病人感染控管後續的人力照護、藥品成本等。	1250	CHY012747001	監測傳感器之位置需要點對點，方能得到準確之監測數據。
5814	HOTLINE FLUID WARMING SET 2.4M 輸血輸液加溫套管	HOTLINE FLUID WARMING SET 2.4M	將液體與血液加溫至正常體溫並以重力流速輸入病患體內	無	輸液加溫套管運用溫控熱水循環加熱系統在病患輸液管路中將血液或靜脈輸液加溫。循環熱水在包覆於輸液管路外圍的獨立管道中流動。輸液可被加溫到正常體溫的流速為 50-5000 ml/hr。	無	1110	CLZ029692001	加溫套管不適用於 platelets、cryo-precipitates或 granulocyte suspensions。在連接病患前必須移除輸液袋及管路中所有空氣，否則氣體可能進入病患體內。
5815	急速輸血輸液加溫套管組 DISPOSABLE IV FLUID WARMING SET AS:LEVELL DI-50	DISPOSABLE IV FLUID WARMING SET AS:LEVELL DI-50	將液體與血液加溫至正常體溫並以重力流速輸入病患體內	無	輸液加溫套管運用溫控熱水循環加熱系統在病患輸液管路中將血液或靜脈輸液加溫。循環熱水在包覆於輸液管路外圍的獨立管道中流動。輸液可被加溫到正常體溫的流速為 50-5000 ml/hr。	無	3900	CLZ029692002	加溫套管不適用於 platelets、cryo-precipitates或 granulocyte suspensions。在連接病患前必須移除輸液袋及管路中所有空氣，否則氣體可能進入病患體內。
5816	博娜膽道支架 BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM O.D:10mm L:60mm AS:BBM-100606-1	BONASTENT BILIARY STENT 7FR 600MM O.D:10mm L:60mm AS:BBM-100606-1	用以幫助脊椎手術的矯正及固定。此系統僅適用於single及two-level的胸椎及腰椎前方脊椎。	所有有關不使用輔助器材作為脊椎融合手術的可能副作用均可能發生。不良反應包括：對植入物產生過敏反應、出現神經根病及(或)逐漸產生或持續性疼痛、麻木等、腸道阻塞、胃炎等腸胃系統失調。	克里森椎體填充器組件可嵌入各式構造，並可依據個案的不同而量身訂做。克里森椎體填充器由聚醚酮(PEEK-OPTIMALTI)製成加上鉭或鈦標記。克里森必須與前方及/或後方脊椎器械使用，以增加其穩定性。	主要運用在微創脊椎手術，能在小傷口範圍內，放入椎間盤後，還能有更多的接觸面積成家融合率與穩定度。	65000	CDZ023568001	不適用於頸部及後方手術植入.以下狀況也不適合使用本器材:(1)嚴重的骨骼溶蝕(2)軟骨症(3)嚴重的骨質疏鬆症
5817	胸骨固定束帶 STERNAL ZIPFIX WITH NEEDLE PEEK STERILE AS:SYNTHES 08.501.001.01S	STERNAL ZIPFIX WITH NEEDLE PEEK STERILE AS:SYNTHES 08.501.001.01S	依循胸骨切開術將胸骨閉合以穩定胸骨及促進胸骨融合。	植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤或內固定過度負荷	束帶的特殊設計能減少摩擦與發炎產生並能有效減少手術時間及達到良好的固定效果，材質上的可塑性高對應不同角度的骨骼切面能更加的服貼並在截斷面賦予更高的穩定性與貼合度。	無健保比較品	11000	FBZ026655001	植入物限由外科醫師與護理人員使用，他們應該充分認識到產品使用的目的和適用的手術技巧。
5818	高速電鑽馬達系統 圓型鑽頭 3.5MM FLUTED BALL EXTENDED AS:ANSPACH S-35B-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 3.5MM FLUTED BALL EXTENDED AS:ANSPACH S-35B-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除。	無	可縮短手術時間減少出血。	快速安全，自動偵測切割的深度、組織特性，降低手術風險，減少手術時間及麻醉時間。	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品。確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭。 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割。 不要彎曲或者作為槓桿使用。 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞。Dissection tool是單次使用。
5819	高速電鑽馬達系統 圓型鑽頭 4MM FLUTED BALL AS:ANSPACH S-4B-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 4MM FLUTED BALL AS:ANSPACH S-4B-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除。	無	可縮短手術時間減少出血。	快速安全，自動偵測切割的深度、組織特性，降低手術風險，減少手術時間及麻醉時間。	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品。確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭。 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割。 不要彎曲或者作為槓桿使用。 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞。Dissection tool是單次使用。
5820	高速電鑽馬達系統 圓型鑽頭 5MM FLUTED BALL AS:ANSPACH S-5B-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 5MM FLUTED BALL AS:ANSPACH S-5B-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除。	無	可縮短手術時間減少出血。	快速安全，自動偵測切割的深度、組織特性，降低手術風險，減少手術時間及麻醉時間。	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品。確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭。 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割。 不要彎曲或者作為槓桿使用。 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞。Dissection tool是單次使用。
5821	高速電鑽馬達系統 火炬型鑽頭 6MM FLUTED ACORN AS:ANSPACH S-6AC-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 6MM FLUTED ACORN AS:ANSPACH S-6AC-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除。	無	可縮短手術時間減少出血。	快速安全，自動偵測切割的深度、組織特性，降低手術風險，減少手術時間及麻醉時間。	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品。確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭。 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割。 不要彎曲或者作為槓桿使用。 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞。Dissection tool是單次使用。
5822	高速電鑽馬達系統 圓型鑽頭 6MM FLUTED BALL AS:ANSPACH S-6B-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 6MM FLUTED BALL AS:ANSPACH S-6B-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除。	無	可縮短手術時間減少出血。	快速安全，自動偵測切割的深度、組織特性，降低手術風險，減少手術時間及麻醉時間。	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品。確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭。 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割。 不要彎曲或者作為槓桿使用。 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞。Dissection tool是單次使用。
5823	高速電鑽馬達系統 針型鑽頭 1.12MM x 6.35MM FLUTED ROUTER AS:ANSPACH S-6R-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 1.12MM x 6.35MM FLUTED ROUTER AS:ANSPACH S-6R-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除。	無	可縮短手術時間減少出血。	快速安全，自動偵測切割的深度、組織特性，降低手術風險，減少手術時間及麻醉時間。	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品。確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭。 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割。 不要彎曲或者作為槓桿使用。 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞。Dissection tool是單次使用。
5824	高速電鑽馬達系統 圓型精細鑽石 型鑽頭 1MM DIAMOND BALL EXTENDED AS:ANSPACH S-1D-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 1MM DIAMOND BALL EXTENDED AS:ANSPACH S-1D-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除。	無	可縮短手術時間減少出血。	快速安全，自動偵測切割的深度、組織特性，降低手術風險，減少手術時間及麻醉時間。	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品。確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭。 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割。 不要彎曲或者作為槓桿使用。 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞。Dissection tool是單次使用。

5825	高速電鑽馬達系統 圓型精細鑽石 型鑽頭 1.5MM DIAMOND BALL EXTENDED AS:ANSPACH S-15D-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 1.5MM DIAMOND BALL EXTENDED AS:ANSPACH S-15D-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．
5826	高速電鑽馬達系統 圓型精細鑽石 型鑽頭 2MM DIAMOND BALL EXTENDED AS:ANSPACH S-2D-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 2MM DIAMOND BALL EXTENDED AS:ANSPACH S-2D-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．
5827	高速電鑽馬達系統 圓型精細鑽石 型鑽頭 2.5MM DIAMOND BALL EXTENDED AS:ANSPACH S-25D-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 2.5MM DIAMOND BALL EXTENDED AS:ANSPACH S-25D-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．
5828	高速電鑽馬達系統 圓型精細鑽石 型鑽頭 3MM DIAMOND BALL EXTENDED AS:ANSPACH S-3D-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 3MM DIAMOND BALL EXTENDED AS:ANSPACH S-3D-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．
5829	高速電鑽馬達系統 圓型精細鑽石 型鑽頭 3.5MM DIAMOND BALL EXTENDED AS:ANSPACH S-35D-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 3.5MM DIAMOND BALL EXTENDED AS:ANSPACH S-35D-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．
5830	高速電鑽馬達系統 圓型精細鑽石 型鑽頭 4MM DIAMOND BALL AS:ANSPACH S-4D-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 4MM DIAMOND BALL AS:ANSPACH S-4D-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．
5831	高速電鑽馬達系統 鑽頭 1.2MMX3MM TWIST DRILL AS:ANSPACH S-1203TD-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 1.2MMX3MM TWIST DRILL AS:ANSPACH S-1203TD-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．
5832	高速電鑽馬達系統 鑽頭 TWIST DRILL FOR 1.25MMX4MM SCREW AS:ANSPACH S-1254TD-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM TWIST DRILL FOR 1.25MMX4MM SCREW AS:ANSPACH S-1254TD-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．
5833	高速電鑽馬達系統 鑽頭 TWIST DRILL FOR 1.5MMX4MM SCREW AS:ANSPACH S-1504TD-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM TWIST DRILL FOR 1.5MMX4MM SCREW AS:ANSPACH S-1504TD-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．
5834	高速電鑽馬達系統 鑽頭 TWIST DRILL FOR 1.5MMX6MM SCREW AS:ANSPACH S-1506TD-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM TWIST DRILL FOR 1.5MMX6MM SCREW AS:ANSPACH S-1506TD-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．
5835	高速電鑽馬達系統 鑽頭 1.55MMX10MM FLUTED TWIST DRILL AS:ANSPACH S-1510TD-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 1.55MMX10MM FLUTED TWIST DRILL AS:ANSPACH S-1510TD-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．

5836	高速電鑽馬達系統 鑽頭 TWIST DRILL FOR 2.0MMX4MM SCREW AS:ANSPACH S-2004TD-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM TWIST DRILL FOR 2.0MMX4MM SCREW AS:ANSPACH S-2004TD-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．
5837	高速電鑽馬達系統 鑽頭 TWIST DRILL FOR 2.0MMX6MM SCREW AS:ANSPACH S-2006TD-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM TWIST DRILL FOR 2.0MMX6MM SCREW AS:ANSPACH S-2006TD-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．
5838	高速電鑽馬達系統 圓型鑽頭 2MM FLUTED BALL STANDARD AS:ANSPACH M-2SB-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 2MM FLUTED BALL STANDARD AS:ANSPACH M-2SB-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．
5839	高速電鑽馬達系統 圓型鑽頭 3MM FLUTED BALL STANDARD AS:ANSPACH M-3SB-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 3MM FLUTED BALL STANDARD AS:ANSPACH M-3SB-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．
5840	高速電鑽馬達系統 圓型鑽頭 4MM FLUTED BALL AS:ANSPACH M-4B-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 4MM FLUTED BALL AS:ANSPACH M-4B-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．
5841	高速電鑽馬達系統 圓型鑽頭 5MM FLUTED BALL AS:ANSPACH M-5B-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 5MM FLUTED BALL AS:ANSPACH M-5B-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．
5842	高速電鑽馬達系統 圓型鑽頭 6MM FLUTED BALL AS:ANSPACH M-6B-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 6MM FLUTED BALL AS:ANSPACH M-6B-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．
5843	高速電鑽馬達系統 圓型鑽頭 7MM FLUTED BALL AS:ANSPACH M-7B-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 7MM FLUTED BALL AS:ANSPACH M-7B-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．
5844	高速電鑽馬達系統 精細型鑽頭 2.3MM FLUTED MATCHSTICK AS:ANSPACH M-8N-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 2.3MM FLUTED MATCHSTICK AS:ANSPACH M-8N-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．
5845	高速電鑽馬達系統 火柴鑽石型鑽頭 2.5MM DIAMOND MATCHSTICK AS:ANSPACH M-8ND-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 2.5MM DIAMOND MATCHSTICK AS:ANSPACH M-8ND-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．
5846	高速電鑽馬達系統 精細型鑽頭 3MM FLUTED MATCHSTICK AS:ANSPACH M-8NS-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 3MM FLUTED MATCHSTICK AS:ANSPACH M-8NS-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．

5847	高速電鑽馬達系統 火柴鑽石型鑽頭 3.2MM DIAMOND MATCHSTICK AS:ANSPACH M-8NSD-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 3.2MM DIAMOND MATCHSTICK AS:ANSPACH M-8NSD-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．
5848	高速電鑽馬達系統 精細型鑽頭 3MM FLUTED MATCHSTICK AS:ANSPACH M-8NS-M-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 3MM FLUTED MATCHSTICK AS:ANSPACH M-8NS-M-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．
5849	高速電鑽馬達系統 圓型鑽石型鑽頭 2MM DIAMOND BALL STANDARD AS:ANSPACH M-2SD-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 2MM DIAMOND BALL STANDARD AS:ANSPACH M-2SD-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．
5850	高速電鑽馬達系統 圓型精細鑽石 型鑽頭 3MM DIAMOND BALL STANDARD AS:ANSPACH M-3SD-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 3MM DIAMOND BALL STANDARD AS:ANSPACH M-3SD-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．
5851	高速電鑽馬達系統 圓型精細鑽石 型鑽頭 4MM DIAMOND BALL AS:ANSPACH M-4D-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 4MM DIAMOND BALL AS:ANSPACH M-4D-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．
5852	高速電鑽馬達系統 圓型精細鑽石 型鑽頭 5MM DIAMOND BALL AS:ANSPACH M-5D-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 5MM DIAMOND BALL AS:ANSPACH M-5D-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．
5853	高速電鑽馬達系統 圓型鑽頭 2MM FLUTED BALL STANDARD AS:ANSPACH L-2SB-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 2MM FLUTED BALL STANDARD AS:ANSPACH L-2SB-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．
5854	高速電鑽馬達系統 圓型鑽頭 3MM FLUTED BALL STANDARD AS:ANSPACH L-3SB-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 3MM FLUTED BALL STANDARD AS:ANSPACH L-3SB-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．
5855	高速電鑽馬達系統 圓型鑽頭 4MM FLUTED BALL AS:ANSPACH L-4B-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 4MM FLUTED BALL AS:ANSPACH L-4B-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．
5856	高速電鑽馬達系統 圓型鑽頭 5MM FLUTED BALL AS:ANSPACH L-5B-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 5MM FLUTED BALL AS:ANSPACH L-5B-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．
5857	高速電鑽馬達系統 圓型鑽石型鑽頭 2MM DIAMOND BALL STANDARD AS:ANSPACH L-2SD-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 2MM DIAMOND BALL STANDARD AS:ANSPACH L-2SD-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除．	無	可縮短手術時間減少出血．	快速安全．自動偵測切割的深度．組織特性．降低手術風險．減少手術時間及麻醉時間．	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品．確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭． 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割． 不要彎曲或者作為槓桿使用． 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞．Dissection tool是單次使用．

5858	高速電鑽馬達系統 圓型鑽石型鑽頭 3MM DIAMOND BALL STANDARD AS:ANSPACH L-3SD-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 3MM DIAMOND BALL STANDARD AS:ANSPACH L-3SD-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除。	無	可縮短手術時間減少出血。	快速安全，自動偵測切割的深度，組織特性，降低手術風險，減少手術時間及麻醉時間。	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品。確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭。 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割。 不要彎曲或者作為槓桿使用， 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞。Dissection tool是單次使用。
5859	高速電鑽馬達系統 圓型精細鑽石 型鑽頭 4MM DIAMOND BALL AS:ANSPACH L-4D-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 4MM DIAMOND BALL AS:ANSPACH L-4D-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除。	無	可縮短手術時間減少出血。	快速安全，自動偵測切割的深度，組織特性，降低手術風險，減少手術時間及麻醉時間。	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品。確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭。 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割。 不要彎曲或者作為槓桿使用， 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞。Dissection tool是單次使用。
5860	高速電鑽馬達系統 圓型精細鑽石 型鑽頭 5MM DIAMOND BALL AS:ANSPACH L-5D-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 5MM DIAMOND BALL AS:ANSPACH L-5D-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除。	無	可縮短手術時間減少出血。	快速安全，自動偵測切割的深度，組織特性，降低手術風險，減少手術時間及麻醉時間。	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品。確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭。 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割。 不要彎曲或者作為槓桿使用， 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞。Dissection tool是單次使用。
5861	克萊迪脊椎系統 椎間融合器 6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 10X40MM AS:MEDTRONIC 2968040	6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 10X40MM AS:MEDTRONIC 2968040	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無健保品項可以比較	127500	FBZ025518001	脊椎手術的結果可能會受到病患之其他情況所影響。本產品若未與骨質植體搭配使用或未出現骨癒合的情況，將無法成功。此外，肥胖、營養不良及/或酒精/藥物濫用之患者，以及肌力和骨質不足及/或神經麻痺之患者，亦不適合進行脊椎融合手術。此器材不適用於頸椎。
5862	克萊迪脊椎系統 椎間融合器 6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 10X45MM AS:MEDTRONIC 2968045	6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 10X45MM AS:MEDTRONIC 2968045	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無健保品項可以比較	127500	FBZ025518001	脊椎手術的結果可能會受到病患之其他情況所影響。本產品若未與骨質植體搭配使用或未出現骨癒合的情況，將無法成功。此外，肥胖、營養不良及/或酒精/藥物濫用之患者，以及肌力和骨質不足及/或神經麻痺之患者，亦不適合進行脊椎融合手術。此器材不適用於頸椎。
5863	高速電鑽馬達系統 開顱鋸 2.15MMX22MM SPIRAL ROUTER AS:ANSPACH A-CRN-S-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 2.15MMX22MM SPIRAL ROUTER AS:ANSPACH A-CRN-S-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除。	無	可縮短手術時間減少出血。	快速安全，自動偵測切割的深度，組織特性，降低手術風險，減少手術時間及麻醉時間。	8100	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品。確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭。 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割。 不要彎曲或者作為槓桿使用， 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞。Dissection tool是單次使用。
5864	高速電鑽馬達系統 小孩開顱鋸 1.4MMX12.8MM FLUTED ROUTER AS:ANSPACH P-CRN-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 1.4MMX12.8MM FLUTED ROUTER AS:ANSPACH P-CRN-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除。	無	可縮短手術時間減少出血。	快速安全，自動偵測切割的深度，組織特性，降低手術風險，減少手術時間及麻醉時間。	8100	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品。確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭。 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割。 不要彎曲或者作為槓桿使用， 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞。Dissection tool是單次使用。
5865	高速電鑽馬達系統 針型鑽頭 1.4MMX12.8MM FLUTED ROUTER AS:ANSPACH S-1R-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 1.4MMX12.8MM FLUTED ROUTER AS:ANSPACH S-1R-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除。	無	可縮短手術時間減少出血。	快速安全，自動偵測切割的深度，組織特性，降低手術風險，減少手術時間及麻醉時間。	8100	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品。確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭。 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割。 不要彎曲或者作為槓桿使用， 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞。Dissection tool是單次使用。
5866	高速電鑽馬達系統 圓型鑽頭 1MM FLUTED BALL EXTENDED AS:ANSPACH S-1B-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 1MM FLUTED BALL EXTENDED AS:ANSPACH S-1B-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除。	無	可縮短手術時間減少出血。	快速安全，自動偵測切割的深度，組織特性，降低手術風險，減少手術時間及麻醉時間。	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品。確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭。 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割。 不要彎曲或者作為槓桿使用， 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞。Dissection tool是單次使用。
5867	高速電鑽馬達系統 圓型鑽頭 1.5MM FLUTED BALL EXTENDED AS:ANSPACH S-15B-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 1.5MM FLUTED BALL EXTENDED AS:ANSPACH S-15B-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除。	無	可縮短手術時間減少出血。	快速安全，自動偵測切割的深度，組織特性，降低手術風險，減少手術時間及麻醉時間。	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品。確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭。 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割。 不要彎曲或者作為槓桿使用， 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞。Dissection tool是單次使用。
5868	高速電鑽馬達系統 圓型鑽頭 2MM FLUTED BALL EXTENDED AS:ANSPACH S-2B-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 2MM FLUTED BALL EXTENDED AS:ANSPACH S-2B-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除。	無	可縮短手術時間減少出血。	快速安全，自動偵測切割的深度，組織特性，降低手術風險，減少手術時間及麻醉時間。	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及包裝已受到損害的產品。確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭。 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割。 不要彎曲或者作為槓桿使用， 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞。Dissection tool是單次使用。

5869	高速電鑽馬達系統 圓型鑽頭 2MM FLUTED BALL STANDARD AS:ANSPACH S-2SB-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 2MM FLUTED BALL STANDARD AS:ANSPACH S-2SB-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除。	無	可縮短手術時間減少出血。	快速安全，自動偵測切割的深度，組織特性，降低手術風險，減少手術時間及麻醉時間。	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及已裝已受到損害的產品。確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭。 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割。 不要彎曲或者作為槓桿使用， 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞。Dissection tool是單次使用。
5870	高速電鑽馬達系統 圓型鑽頭 2.5MM FLUTED BALL EXTENDED AS:ANSPACH S-25B-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 2.5MM FLUTED BALL EXTENDED AS:ANSPACH S-25B-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除。	無	可縮短手術時間減少出血。	快速安全，自動偵測切割的深度，組織特性，降低手術風險，減少手術時間及麻醉時間。	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及已裝已受到損害的產品。確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭。 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割。 不要彎曲或者作為槓桿使用， 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞。Dissection tool是單次使用。
5871	高速電鑽馬達系統 圓型鑽頭 3MM FLUTED BALL EXTENDED AS:ANSPACH S-3B-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 3MM FLUTED BALL EXTENDED AS:ANSPACH S-3B-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除。	無	可縮短手術時間減少出血。	快速安全，自動偵測切割的深度，組織特性，降低手術風險，減少手術時間及麻醉時間。	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及已裝已受到損害的產品。確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭。 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割。 不要彎曲或者作為槓桿使用， 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞。Dissection tool是單次使用。
5872	高速電鑽馬達系統 圓型鑽頭 3MM FLUTED BALL STANDARD AS:ANSPACH S-3SB-G1	EG1 HIGH SPEED SYSTEM 3MM FLUTED BALL STANDARD AS:ANSPACH S-3SB-G1	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除。	無	可縮短手術時間減少出血。	快速安全，自動偵測切割的深度，組織特性，降低手術風險，減少手術時間及麻醉時間。	7900	FNX027953001	使用前須目視檢查儀器是否有損壞；請勿使用有顯而易見損害及已裝已受到損害的產品。確認選用之接頭裝接上正確規格之鑽頭。 不可在沒有沖水之情況下實施運轉切割。 不要彎曲或者作為槓桿使用， 過度使用的鑽頭會因過度負荷而損壞。Dissection tool是單次使用。
5873	克萊迪脊椎系統 椎間融合器 6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 10X50MM AS:MEDTRONIC 2968050	6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 10X50MM AS:MEDTRONIC 2968050	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無健保品項可以比較	127500	FBZ025518001	脊椎手術的結果可能會受到病患之其他情況所影響。本產品若未與骨質植體搭配使用或未出現骨癒合的情況，將無法成功。此外，肥胖、營養不良及/或酒精/藥物濫用之患者，以及肌力和骨質不足及/或神經麻痺之患者，亦不適合進行脊椎融合手術。此器材不適用於頸椎。
5874	克萊迪脊椎系統 椎間融合器 6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 10X55MM AS:MEDTRONIC 2968055	6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 10X55MM AS:MEDTRONIC 2968055	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無健保品項可以比較	127500	FBZ025518001	脊椎手術的結果可能會受到病患之其他情況所影響。本產品若未與骨質植體搭配使用或未出現骨癒合的情況，將無法成功。此外，肥胖、營養不良及/或酒精/藥物濫用之患者，以及肌力和骨質不足及/或神經麻痺之患者，亦不適合進行脊椎融合手術。此器材不適用於頸椎。
5875	克萊迪脊椎系統 椎間融合器 6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 10X60MM AS:MEDTRONIC 2968060	6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 10X60MM AS:MEDTRONIC 2968060	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無健保品項可以比較	127500	FBZ025518001	脊椎手術的結果可能會受到病患之其他情況所影響。本產品若未與骨質植體搭配使用或未出現骨癒合的情況，將無法成功。此外，肥胖、營養不良及/或酒精/藥物濫用之患者，以及肌力和骨質不足及/或神經麻痺之患者，亦不適合進行脊椎融合手術。此器材不適用於頸椎。
5876	克萊迪脊椎系統 椎間融合器 6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 12X40MM AS:MEDTRONIC 2968240	6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 12X40MM AS:MEDTRONIC 2968240	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無健保品項可以比較	127500	FBZ025518001	脊椎手術的結果可能會受到病患之其他情況所影響。本產品若未與骨質植體搭配使用或未出現骨癒合的情況，將無法成功。此外，肥胖、營養不良及/或酒精/藥物濫用之患者，以及肌力和骨質不足及/或神經麻痺之患者，亦不適合進行脊椎融合手術。此器材不適用於頸椎。
5877	克萊迪脊椎系統 椎間融合器 6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 12X45MM AS:MEDTRONIC 2968245	6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 12X45MM AS:MEDTRONIC 2968245	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無健保品項可以比較	127500	FBZ025518001	脊椎手術的結果可能會受到病患之其他情況所影響。本產品若未與骨質植體搭配使用或未出現骨癒合的情況，將無法成功。此外，肥胖、營養不良及/或酒精/藥物濫用之患者，以及肌力和骨質不足及/或神經麻痺之患者，亦不適合進行脊椎融合手術。此器材不適用於頸椎。
5878	克萊迪脊椎系統 椎間融合器 6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 12X50MM AS:MEDTRONIC 2968250	6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 12X50MM AS:MEDTRONIC 2968250	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無健保品項可以比較	127500	FBZ025518001	脊椎手術的結果可能會受到病患之其他情況所影響。本產品若未與骨質植體搭配使用或未出現骨癒合的情況，將無法成功。此外，肥胖、營養不良及/或酒精/藥物濫用之患者，以及肌力和骨質不足及/或神經麻痺之患者，亦不適合進行脊椎融合手術。此器材不適用於頸椎。
5879	克萊迪脊椎系統 椎間融合器 6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 12X55MM AS:MEDTRONIC 2968255	6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 12X55MM AS:MEDTRONIC 2968255	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無健保品項可以比較	127500	FBZ025518001	脊椎手術的結果可能會受到病患之其他情況所影響。本產品若未與骨質植體搭配使用或未出現骨癒合的情況，將無法成功。此外，肥胖、營養不良及/或酒精/藥物濫用之患者，以及肌力和骨質不足及/或神經麻痺之患者，亦不適合進行脊椎融合手術。此器材不適用於頸椎。

5880	克萊迪脊椎系統 椎間融合器 6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 12X60MM AS:MEDTRONIC 2968260	6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 12X60MM AS:MEDTRONIC 2968260	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無健保品項可以比較	127500	FBZ025518001	脊椎手術的結果可能會受到病患之其他情況所影響。本產品若未與骨質植體搭配使用或未出現骨癒合的情況，將無法成功。此外，肥胖、營養不良及/或酒精/藥物濫用之患者，以及肌力和骨質不足及/或神經麻痺之患者，亦不適合進行脊椎融合手術。此器材不適用於頸椎。
5881	克萊迪脊椎系統 椎間融合器 6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 14X40MM AS:MEDTRONIC 2968440	6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 14X40MM AS:MEDTRONIC 2968440	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無健保品項可以比較	127500	FBZ025518001	脊椎手術的結果可能會受到病患之其他情況所影響。本產品若未與骨質植體搭配使用或未出現骨癒合的情況，將無法成功。此外，肥胖、營養不良及/或酒精/藥物濫用之患者，以及肌力和骨質不足及/或神經麻痺之患者，亦不適合進行脊椎融合手術。此器材不適用於頸椎。
5882	克萊迪脊椎系統 椎間融合器 6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 14X45MM AS:MEDTRONIC 2968445	6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 14X45MM AS:MEDTRONIC 2968445	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無健保品項可以比較	127500	FBZ025518001	脊椎手術的結果可能會受到病患之其他情況所影響。本產品若未與骨質植體搭配使用或未出現骨癒合的情況，將無法成功。此外，肥胖、營養不良及/或酒精/藥物濫用之患者，以及肌力和骨質不足及/或神經麻痺之患者，亦不適合進行脊椎融合手術。此器材不適用於頸椎。
5883	克萊迪脊椎系統 椎間融合器 6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 14X50MM AS:MEDTRONIC 2968450	6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 14X50MM AS:MEDTRONIC 2968450	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無健保品項可以比較	127500	FBZ025518001	脊椎手術的結果可能會受到病患之其他情況所影響。本產品若未與骨質植體搭配使用或未出現骨癒合的情況，將無法成功。此外，肥胖、營養不良及/或酒精/藥物濫用之患者，以及肌力和骨質不足及/或神經麻痺之患者，亦不適合進行脊椎融合手術。此器材不適用於頸椎。
5884	克萊迪脊椎系統 椎間融合器 6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 14X55MM AS:MEDTRONIC 2968455	6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 14X55MM AS:MEDTRONIC 2968455	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無健保品項可以比較	127500	FBZ025518001	脊椎手術的結果可能會受到病患之其他情況所影響。本產品若未與骨質植體搭配使用或未出現骨癒合的情況，將無法成功。此外，肥胖、營養不良及/或酒精/藥物濫用之患者，以及肌力和骨質不足及/或神經麻痺之患者，亦不適合進行脊椎融合手術。此器材不適用於頸椎。
5885	克萊迪脊椎系統 椎間融合器 6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 14X60MM AS:MEDTRONIC 2968460	6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 14X60MM AS:MEDTRONIC 2968460	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無健保品項可以比較	127500	FBZ025518001	脊椎手術的結果可能會受到病患之其他情況所影響。本產品若未與骨質植體搭配使用或未出現骨癒合的情況，將無法成功。此外，肥胖、營養不良及/或酒精/藥物濫用之患者，以及肌力和骨質不足及/或神經麻痺之患者，亦不適合進行脊椎融合手術。此器材不適用於頸椎。
5886	克萊迪脊椎系統 椎間融合器 6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 16X40MM AS:MEDTRONIC 2968640	6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 16X40MM AS:MEDTRONIC 2968640	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無健保品項可以比較	127500	FBZ025518001	脊椎手術的結果可能會受到病患之其他情況所影響。本產品若未與骨質植體搭配使用或未出現骨癒合的情況，將無法成功。此外，肥胖、營養不良及/或酒精/藥物濫用之患者，以及肌力和骨質不足及/或神經麻痺之患者，亦不適合進行脊椎融合手術。此器材不適用於頸椎。
5887	克萊迪脊椎系統 椎間融合器 6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 16X45MM AS:MEDTRONIC 2968645	6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 16X45MM AS:MEDTRONIC 2968645	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無健保品項可以比較	127500	FBZ025518001	脊椎手術的結果可能會受到病患之其他情況所影響。本產品若未與骨質植體搭配使用或未出現骨癒合的情況，將無法成功。此外，肥胖、營養不良及/或酒精/藥物濫用之患者，以及肌力和骨質不足及/或神經麻痺之患者，亦不適合進行脊椎融合手術。此器材不適用於頸椎。
5888	克萊迪脊椎系統 椎間融合器 6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 16X50MM AS:MEDTRONIC 2968650	6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 16X50MM AS:MEDTRONIC 2968650	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無健保品項可以比較	127500	FBZ025518001	脊椎手術的結果可能會受到病患之其他情況所影響。本產品若未與骨質植體搭配使用或未出現骨癒合的情況，將無法成功。此外，肥胖、營養不良及/或酒精/藥物濫用之患者，以及肌力和骨質不足及/或神經麻痺之患者，亦不適合進行脊椎融合手術。此器材不適用於頸椎。
5889	克萊迪脊椎系統 椎間融合器 6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 16X55MM AS:MEDTRONIC 2968655	6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 16X55MM AS:MEDTRONIC 2968655	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無健保品項可以比較	127500	FBZ025518001	脊椎手術的結果可能會受到病患之其他情況所影響。本產品若未與骨質植體搭配使用或未出現骨癒合的情況，將無法成功。此外，肥胖、營養不良及/或酒精/藥物濫用之患者，以及肌力和骨質不足及/或神經麻痺之患者，亦不適合進行脊椎融合手術。此器材不適用於頸椎。
5890	克萊迪脊椎系統 椎間融合器 6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 16X60MM AS:MEDTRONIC 2968660	6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 16X60MM AS:MEDTRONIC 2968660	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無健保品項可以比較	127500	FBZ025518001	脊椎手術的結果可能會受到病患之其他情況所影響。本產品若未與骨質植體搭配使用或未出現骨癒合的情況，將無法成功。此外，肥胖、營養不良及/或酒精/藥物濫用之患者，以及肌力和骨質不足及/或神經麻痺之患者，亦不適合進行脊椎融合手術。此器材不適用於頸椎。

5891	克萊迪脊椎系統 椎間融合器 6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 8X40MM AS:MEDTRONIC 2968840	6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 8X40MM AS:MEDTRONIC 2968840	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無健保品項可以比較	127500	FBZ025518001	脊椎手術的結果可能會受到病患之其他情況所影響。本產品若未與骨質植體搭配使用或未出現骨癒合的情況，將無法成功。此外，肥胖、營養不良及/或酒精/藥物濫用之患者，以及肌力和骨質不足及/或神經麻痺之患者，亦不適合進行脊椎融合手術。此器材不適用於頸椎。
5892	克萊迪脊椎系統 椎間融合器 6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 8X45MM AS:MEDTRONIC 2968845	6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 8X45MM AS:MEDTRONIC 2968845	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無健保品項可以比較	127500	FBZ025518001	脊椎手術的結果可能會受到病患之其他情況所影響。本產品若未與骨質植體搭配使用或未出現骨癒合的情況，將無法成功。此外，肥胖、營養不良及/或酒精/藥物濫用之患者，以及肌力和骨質不足及/或神經麻痺之患者，亦不適合進行脊椎融合手術。此器材不適用於頸椎。
5893	克萊迪脊椎系統 椎間融合器 6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 8X50MM AS:MEDTRONIC 2968850	6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 8X50MM AS:MEDTRONIC 2968850	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無健保品項可以比較	127500	FBZ025518001	脊椎手術的結果可能會受到病患之其他情況所影響。本產品若未與骨質植體搭配使用或未出現骨癒合的情況，將無法成功。此外，肥胖、營養不良及/或酒精/藥物濫用之患者，以及肌力和骨質不足及/或神經麻痺之患者，亦不適合進行脊椎融合手術。此器材不適用於頸椎。
5894	克萊迪脊椎系統 椎間融合器 6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 8X55MM AS:MEDTRONIC 2968855	6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 8X55MM AS:MEDTRONIC 2968855	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無健保品項可以比較	127500	FBZ025518001	脊椎手術的結果可能會受到病患之其他情況所影響。本產品若未與骨質植體搭配使用或未出現骨癒合的情況，將無法成功。此外，肥胖、營養不良及/或酒精/藥物濫用之患者，以及肌力和骨質不足及/或神經麻痺之患者，亦不適合進行脊椎融合手術。此器材不適用於頸椎。
5895	克萊迪脊椎系統 椎間融合器 6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 8X60MM AS:MEDTRONIC 2968860	6° CLYDSDALE SPINAL SYSTEM CAGE PEEK INTERBODYSPACER 8X60MM AS:MEDTRONIC 2968860	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無	使用目的為在手術矯正脊椎疾病後之正常癒合過程中，提供穩定作用並促進骨頭癒合。	無健保品項可以比較	127500	FBZ025518001	脊椎手術的結果可能會受到病患之其他情況所影響。本產品若未與骨質植體搭配使用或未出現骨癒合的情況，將無法成功。此外，肥胖、營養不良及/或酒精/藥物濫用之患者，以及肌力和骨質不足及/或神經麻痺之患者，亦不適合進行脊椎融合手術。此器材不適用於頸椎。
5896	高速氣鑽馬達系統 火柴型鑽頭 2.3MM FLUTED MATCHSTICK 15CM AS:ANSPACH MA15-8N	PNEUMATIC HIGH PERFORMANCE INSTRUMENT SYSTEM 2.3MM FLUTED MATCHSTICK 15CM AS:ANSPACH MA15-8N	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除。	無	可縮短手術時間減少出血	快速安全，自動偵測切割的深度，組織特性，降低手術風險，減少手術時間及麻醉時間。	8000	FNX011461001	無
5897	高速氣鑽馬達系統 火柴型鑽頭 3MM FLUTED MATCHSTICK 15CM AS:ANSPACH MA15-8NS	PNEUMATIC HIGH PERFORMANCE INSTRUMENT SYSTEM 3MM FLUTED MATCHSTICK 15CM AS:ANSPACH MA15-8NS	用於頭顱及脊椎手術時骨頭的切割成型及移除。	無	可縮短手術時間減少出血	快速安全，自動偵測切割的深度，組織特性，降低手術風險，減少手術時間及麻醉時間。	8000	FNX011461001	無
5898	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 9.3MMX26CM AS:ZIMMER 47-2495-260-09	NATURAL NAIL SYSTEM TIBIA NAIL 9.3MMX26CM AS:ZIMMER 47-2495-260-09	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621002	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5899	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 9.3MMX28CM AS:ZIMMER 47-2495-280-09	NATURAL NAIL SYSTEM TIBIA NAIL 9.3MMX28CM AS:ZIMMER 47-2495-280-09	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621002	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5900	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 9.3MMX30CM AS:ZIMMER 47-2495-300-09	NATURAL NAIL SYSTEM TIBIA NAIL 9.3MMX30CM AS:ZIMMER 47-2495-300-09	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621002	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5901	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 9.3MMX32CM AS:ZIMMER 47-2495-320-09	NATURAL NAIL SYSTEM TIBIA NAIL 9.3MMX32CM AS:ZIMMER 47-2495-320-09	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621002	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5902	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 9.3MMX34CM AS:ZIMMER 47-2495-340-09	NATURAL NAIL SYSTEM TIBIA NAIL 9.3MMX34CM AS:ZIMMER 47-2495-340-09	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621002	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5903	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 10MMX26CM AS:ZIMMER 47-2495-260-10	NATURAL NAIL SYSTEM TIBIA NAIL 10MMX26CM AS:ZIMMER 47-2495-260-10	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621002	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5904	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 10MMX28CM AS:ZIMMER 47-2495-280-10	NATURAL NAIL SYSTEM TIBIA NAIL 10MMX28CM AS:ZIMMER 47-2495-280-10	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621002	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5905	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 10MMX30CM AS:ZIMMER 47-2495-300-10	NATURAL NAIL SYSTEM TIBIA NAIL 10MMX30CM AS:ZIMMER 47-2495-300-10	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621002	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。

5906	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 10MMX32CM AS:ZIMMER 47-2495-320-10	NATURAL NAIL SYSTEM TIBIA NAIL 10MMX32CM AS:ZIMMER 47-2495-320-10	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621002	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5907	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 10MMX34CM AS:ZIMMER 47-2495-340-10	NATURAL NAIL SYSTEM TIBIA NAIL 10MMX34CM AS:ZIMMER 47-2495-340-10	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621002	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5908	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 10MMX36CM AS:ZIMMER 47-2495-360-10	NATURAL NAIL SYSTEM TIBIA NAIL 10MMX36CM AS:ZIMMER 47-2495-360-10	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621002	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5909	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 11MMX28CM AS:ZIMMER 47-2495-280-11	NATURAL NAIL SYSTEM TIBIA NAIL 11MMX28CM AS:ZIMMER 47-2495-280-11	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621002	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5910	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 11MMX30CM AS:ZIMMER 47-2495-300-11	NATURAL NAIL SYSTEM TIBIA NAIL 11MMX30CM AS:ZIMMER 47-2495-300-11	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621002	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5911	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 11MMX32CM AS:ZIMMER 47-2495-320-11	NATURAL NAIL SYSTEM TIBIA NAIL 11MMX32CM AS:ZIMMER 47-2495-320-11	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621002	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5912	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 11MMX34CM AS:ZIMMER 47-2495-340-11	NATURAL NAIL SYSTEM TIBIA NAIL 11MMX34CM AS:ZIMMER 47-2495-340-11	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621002	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5913	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 11MMX36CM AS:ZIMMER 47-2495-360-11	NATURAL NAIL SYSTEM TIBIA NAIL 11MMX36CM AS:ZIMMER 47-2495-360-11	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621002	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5914	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 12MMX28CM AS:ZIMMER 47-2495-280-12	NATURAL NAIL SYSTEM TIBIA NAIL 12MMX28CM AS:ZIMMER 47-2495-280-12	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621002	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5915	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 12MMX30CM AS:ZIMMER 47-2495-300-12	NATURAL NAIL SYSTEM TIBIA NAIL 12MMX30CM AS:ZIMMER 47-2495-300-12	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621002	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5916	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 12MMX32CM AS:ZIMMER 47-2495-320-12	NATURAL NAIL SYSTEM TIBIA NAIL 12MMX32CM AS:ZIMMER 47-2495-320-12	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621002	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5917	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 12MMX34CM AS:ZIMMER 47-2495-340-12	NATURAL NAIL SYSTEM TIBIA NAIL 12MMX34CM AS:ZIMMER 47-2495-340-12	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621002	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5918	骨釘系統 脛骨髓內釘 TIBIA NAIL 12MMX36CM AS:ZIMMER 47-2495-360-12	NATURAL NAIL SYSTEM TIBIA NAIL 12MMX36CM AS:ZIMMER 47-2495-360-12	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621002	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5919	人工骨髓內釘 右 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 9.3MMX18CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-182-09	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 9.3MMX18CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-182-09	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5920	人工骨髓內釘 左 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 9.3MMX18CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-183-09	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 9.3MMX18CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-183-09	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5921	人工骨髓內釘 右 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 10MMX18CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-182-10	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 10MMX18CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-182-10	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5922	人工骨髓內釘 左 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 10MMX18CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-183-10	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 10MMX18CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-183-10	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5923	人工骨髓內釘 右 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 11.5MMX18CM 130AS:ZIMMER 47-2493-182-11	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 11.5MMX18CM 130AS:ZIMMER 47-2493-182-11	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5924	人工骨髓內釘 左 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 11.5MMX18CM 130AS:ZIMMER 47-2493-183-11	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 11.5MMX18CM 130AS:ZIMMER 47-2493-183-11	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。

5925	人工骨髓內釘 右 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 13MMX18CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-182-13	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 13MMX18CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-182-13	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5926	人工骨髓內釘 左 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 13MMX18CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-183-13	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 13MMX18CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-183-13	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5927	人工骨髓內釘 右 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 14.5MMX18CM 130AS:ZIMMER 47-2493-182-14	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 14.5MMX18CM 130AS:ZIMMER 47-2493-182-14	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5928	人工骨髓內釘 左 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 14.5MMX18CM 130AS:ZIMMER 47-2493-183-14	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 14.5MMX18CM 130AS:ZIMMER 47-2493-183-14	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5929	人工骨髓內釘 右 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 10MMX30CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-302-10	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 10MMX30CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-302-10	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5930	人工骨髓內釘 左 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 10MMX30CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-303-10	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 10MMX30CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-303-10	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5931	人工骨髓內釘 右 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 10MMX32CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-322-10	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 10MMX32CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-322-10	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5932	人工骨髓內釘 左 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 10MMX32CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-323-10	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 10MMX32CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-323-10	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5933	人工骨髓內釘 右 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 10MMX34CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-342-10	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 10MMX34CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-342-10	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5934	人工骨髓內釘 左 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 10MMX34CM 130AS:ZIMMER 47-2493-343-10	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 10MMX34CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-343-10	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5935	人工骨髓內釘 右 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 10MMX36CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-362-10	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 10MMX36CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-362-10	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5936	人工骨髓內釘 左 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 10MMX36CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-363-10	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 10MMX36CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-363-10	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5937	人工骨髓內釘 右 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 10MMX38CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-382-10	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 10MMX38CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-382-10	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5938	人工骨髓內釘 左 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 10MMX38CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-383-10	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 10MMX38CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-383-10	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5939	人工骨髓內釘 右 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 10MMX40CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-402-10	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 10MMX40CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-402-10	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5940	人工骨髓內釘 左 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 10MMX40CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-403-10	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 10MMX40CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-403-10	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5941	人工骨髓內釘 右 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 11.5MMX30CM 130AS:ZIMMER 47-2493-302-11	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 11.5MMX30CM 130AS:ZIMMER 47-2493-302-11	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5942	人工骨髓內釘 左 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 11.5MMX30CM 130AS:ZIMMER 47-2493-303-11	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 11.5MMX30CM 130AS:ZIMMER 47-2493-303-11	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5943	人工骨髓內釘 右 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 11.5MMX32CM 130AS:ZIMMER 47-2493-322-11	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 11.5MMX32CM 130AS:ZIMMER 47-2493-322-11	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。

5944	人工骨髓內釘 左 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 11.5MMX32CM 130AS:ZIMMER 47-2493-323-11	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 11.5MMX32CM 130AS:ZIMMER 47-2493-323-11	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5945	人工骨髓內釘 右 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 11.5MMX34CM 130AS:ZIMMER 47-2493-342-11	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 11.5MMX34CM 130AS:ZIMMER 47-2493-342-11	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5946	人工骨髓內釘 左 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 11.5MMX34CM 130AS:ZIMMER 47-2493-343-11	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 11.5MMX34CM 130AS:ZIMMER 47-2493-343-11	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5947	人工骨髓內釘 右 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 11.5MMX36CM 130AS:ZIMMER 47-2493-362-11	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 11.5MMX36CM 130AS:ZIMMER 47-2493-362-11	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5948	人工骨髓內釘 左 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 11.5MMX36CM 130AS:ZIMMER 47-2493-363-11	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 11.5MMX36CM 130AS:ZIMMER 47-2493-363-11	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5949	人工骨髓內釘 右 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 11.5MMX38CM 130AS:ZIMMER 47-2493-382-11	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 11.5MMX38CM 130AS:ZIMMER 47-2493-382-11	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5950	人工骨髓內釘 左 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 11.5MMX38CM 130AS:ZIMMER 47-2493-383-11	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 11.5MMX38CM 130AS:ZIMMER 47-2493-383-11	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5951	人工骨髓內釘 右 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 11.5MMX40CM 130AS:ZIMMER 47-2493-402-11	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 11.5MMX40CM 130AS:ZIMMER 47-2493-402-11	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5952	人工骨髓內釘 左 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 11.5MMX40CM 130AS:ZIMMER 47-2493-403-11	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 11.5MMX40CM 130AS:ZIMMER 47-2493-403-11	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5953	人工骨髓內釘 右 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 13MMX30CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-302-13	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 13MMX30CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-302-13	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5954	人工骨髓內釘 左 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 13MMX30CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-303-13	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 13MMX30CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-303-13	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5955	人工骨髓內釘 右 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 13MMX32CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-322-13	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 13MMX32CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-322-13	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5956	人工骨髓內釘 左 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 13MMX32CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-323-13	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 13MMX32CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-323-13	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5957	人工骨髓內釘 右 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 13MMX34CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-342-13	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 13MMX34CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-342-13	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5958	人工骨髓內釘 左 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 13MMX34CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-343-13	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 13MMX34CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-343-13	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5959	人工骨髓內釘 右 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 13MMX36CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-362-13	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 13MMX36CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-362-13	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5960	人工骨髓內釘 左 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 13MMX36CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-363-13	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 13MMX36CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-363-13	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5961	人工骨髓內釘 右 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 13MMX38CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-382-13	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 13MMX38CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-382-13	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5962	人工骨髓內釘 左 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 13MMX38CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-383-13	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 13MMX38CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-383-13	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。

5963	人工骨髓內釘 右 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 13MMX40CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-402-13	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 13MMX40CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-402-13	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5964	人工骨髓內釘 左 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 13MMX40CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-403-13	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 13MMX40CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-403-13	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5965	人工骨髓內釘 右 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 13MMX42CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-422-13	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL R 13MMX42CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-422-13	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5966	人工骨髓內釘 左 CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 13MMX42CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-423-13	NATURAL NAIL SYSTEM CEPHALOMEDULLARY FEMORAL NAIL L 13MMX42CM 130 AS:ZIMMER 47-2493-423-13	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	74000	FBZ022572001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5967	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 9.3MMX34CM AS:ZIMMER 47-2492-340-09	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 9.3MMX34CM AS:ZIMMER 47-2492-340-09	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5968	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 9.3MMX32CM AS:ZIMMER 47-2492-320-09	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 9.3MMX32CM AS:ZIMMER 47-2492-320-09	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5969	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 9.3MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-360-09	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 9.3MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-360-09	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5970	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 9.3MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-380-09	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 9.3MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-380-09	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5971	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 10MMX32CM AS:ZIMMER 47-2492-320-10	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 10MMX32CM AS:ZIMMER 47-2492-320-10	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5972	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 10MMX34CM AS:ZIMMER 47-2492-340-10	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 10MMX34CM AS:ZIMMER 47-2492-340-10	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5973	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 10MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-360-10	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 10MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-360-10	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5974	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 10MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-380-10	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 10MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-380-10	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5975	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 10MMX40CM AS:ZIMMER 47-2492-400-10	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 10MMX40CM AS:ZIMMER 47-2492-400-10	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5976	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 11MMX32CM AS:ZIMMER 47-2492-320-11	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 11MMX32CM AS:ZIMMER 47-2492-320-11	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5977	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 11MMX34CM AS:ZIMMER 47-2492-340-11	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 11MMX34CM AS:ZIMMER 47-2492-340-11	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5978	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 11MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-360-11	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 11MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-360-11	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5979	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 11MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-380-11	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 11MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-380-11	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5980	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 11MMX40CM AS:ZIMMER 47-2492-400-11	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 11MMX40CM AS:ZIMMER 47-2492-400-11	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5981	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 11MMX42CM AS:ZIMMER 47-2492-420-11	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 11MMX42CM AS:ZIMMER 47-2492-420-11	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。

5982	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 12MMX32CM AS:ZIMMER 47-2492-320-12	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 12MMX32CM AS:ZIMMER 47-2492-320-12	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5983	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 12MMX34CM AS:ZIMMER 47-2492-340-12	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 12MMX34CM AS:ZIMMER 47-2492-340-12	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5984	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 12MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-360-12	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 12MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-360-12	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5985	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 12MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-380-12	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 12MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-380-12	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5986	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 12MMX40CM AS:ZIMMER 47-2492-400-12	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 12MMX40CM AS:ZIMMER 47-2492-400-12	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5987	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 12MMX42CM AS:ZIMMER 47-2492-420-12	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 12MMX42CM AS:ZIMMER 47-2492-420-12	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5988	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 13MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-360-13	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 13MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-360-13	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5989	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 13MMX32CM AS:ZIMMER 47-2492-320-13	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 13MMX32CM AS:ZIMMER 47-2492-320-13	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5990	骨釘系統 股骨髓內釘 右 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 13MMX34CM AS:ZIMMER 47-2492-340-13	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL R 13MMX34CM AS:ZIMMER 47-2492-340-13	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5991	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 9.3MMX32CM AS:ZIMMER 47-2492-321-09	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 9.3MMX32CM AS:ZIMMER 47-2492-321-09	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5992	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 9.3MMX34CM AS:ZIMMER 47-2492-341-09	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 9.3MMX34CM AS:ZIMMER 47-2492-341-09	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5993	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 9.3MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-361-09	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 9.3MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-361-09	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5994	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 9.3MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-381-09	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 9.3MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-381-09	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5995	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 10MMX32CM AS:ZIMMER 47-2492-321-10	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 10MMX32CM AS:ZIMMER 47-2492-321-10	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5996	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 10MMX34CM AS:ZIMMER 47-2492-341-10	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 10MMX34CM AS:ZIMMER 47-2492-341-10	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5997	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 10MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-361-10	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 10MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-361-10	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5998	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 10MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-381-10	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 10MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-381-10	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
5999	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 10MMX40CM AS:ZIMMER 47-2492-401-10	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 10MMX40CM AS:ZIMMER 47-2492-401-10	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
6000	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 11MMX32CM AS:ZIMMER 47-2492-321-11	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 11MMX32CM AS:ZIMMER 47-2492-321-11	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高，2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定，3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用，2、請勿將本產品用於適應症以外的用途，3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。

6001	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 11MMX34CM AS:ZIMMER 47-2492-341-11	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 11MMX34CM AS:ZIMMER 47-2492-341-11	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應屬因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
6002	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 11MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-361-11	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 11MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-361-11	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應屬因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
6003	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 11MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-381-11	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 11MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-381-11	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應屬因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
6004	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 11MMX40CM AS:ZIMMER 47-2492-401-11	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 11MMX40CM AS:ZIMMER 47-2492-401-11	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應屬因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
6005	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 11MMX42CM AS:ZIMMER 47-2492-421-11	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 11MMX42CM AS:ZIMMER 47-2492-421-11	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應屬因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
6006	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 12MMX32CM AS:ZIMMER 47-2492-321-12	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 12MMX32CM AS:ZIMMER 47-2492-321-12	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應屬因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
6007	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 12MMX34CM AS:ZIMMER 47-2492-341-12	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 12MMX34CM AS:ZIMMER 47-2492-341-12	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應屬因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
6008	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 12MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-361-12	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 12MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-361-12	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應屬因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
6009	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 12MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-381-12	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 12MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-381-12	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應屬因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
6010	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 12MMX40CM AS:ZIMMER 47-2492-401-12	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 12MMX40CM AS:ZIMMER 47-2492-401-12	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應屬因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
6011	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 12MMX42CM AS:ZIMMER 47-2492-421-12	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 12MMX42CM AS:ZIMMER 47-2492-421-12	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應屬因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
6012	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 13MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-361-13	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 13MMX36CM AS:ZIMMER 47-2492-361-13	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應屬因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
6013	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 13MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-381-13	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 13MMX38CM AS:ZIMMER 47-2492-381-13	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應屬因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
6014	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 13MMX32CM AS:ZIMMER 47-2492-321-13	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 13MMX32CM AS:ZIMMER 47-2492-321-13	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應屬因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
6015	骨釘系統 股骨髓內釘 左 ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 13MMX34CM AS:ZIMMER 47-2492-341-13	NATURAL NAIL SYSTEM ANTEGRADE GT FEMORAL NAIL L 13MMX34CM AS:ZIMMER 47-2492-341-13	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.過敏反應屬因於無法適應植入物材質。2.植入物而引起的疼痛。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	1.鈦合金材質，生物相容性高。2.鎖定骨釘提供角穩定度，使植入物更加堅固穩定。3.髓內釘依據人體解剖設計，髓內釘能更符合人體的構造，使穩定性提高。	73500	FBZ022621001	1、本植體僅可單次使用。2、請勿將本產品用於適應症以外的用途。3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械。
6016	海維佳脊椎骨水泥系統 (配件廠商無價提供) HIGH V+ SPINAL CEMENT SYSTEM AS:TEKNIMED T040321K	HIGH V+ SPINAL CEMENT SYSTEM AS:TEKNIMED T040321K	高黏稠度呈現穩定一致性膏狀並搭配輸送系統套組，使進行骨填充過程更具控制性且更為穩定及安全。添加高劑量銀劑更好顯影效果，達到填充過程完善的監測。	骨水泥從手術位置外漏流入血管系統，會導致肺或心臟或其他臨床後遺症。滲漏壓縮至脊髓可能導致癱瘓或感覺喪失，因骨質疏鬆症導致注射骨水泥之椎體，其相鄰之椎體塌陷。	高黏稠度呈現穩定一致性膏狀有良好控制性高劑量銀劑顯影效果更好，使手術骨充填過程達到更完善的監測，添加Hydroxyapaite 9.1%，提供椎體恢復過程骨生成傳導的成份。	高黏稠度呈現穩定一致性膏狀有良好控制性高劑量銀劑顯影效果更好，使手術骨充填過程達到更完善的監測，添加Hydroxyapaite 9.1%，提供椎體恢復過程骨生成傳導的成份。	106700	FBZ030870001	使用本產品前須對病患進行徹底的手術前檢查，使用時放射線監測器的監視是必須的,操作者可藉由它來追蹤充填的過程，萬一發現些微骨水泥滲漏時就可立即停止操作。
6017	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE LEFT 4H AS:ACUMED 7007-0104L	ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE LEFT 4H AS:ACUMED 7007-0104L	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構住且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經組胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構住且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6018	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE RIGHT 4H AS:ACUMED 7007-0104R	ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE RIGHT 4H AS:ACUMED 7007-0104R	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構住且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經組胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構住且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	64000	FBZ020503001	不可重覆使用

6019	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE LEFT 5H AS:ACUMED 7007-0105L	ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE LEFT 5H AS:ACUMED 7007-0105L	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6020	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE RIGHT 5H AS:ACUMED 7007-0105R	ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE RIGHT 5H AS:ACUMED 7007-0105R	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6021	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE LEFT 6H AS:ACUMED 7007-0106L	ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE LEFT 6H AS:ACUMED 7007-0106L	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6022	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE RIGHT 6H AS:ACUMED 7007-0106R	ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE RIGHT 6H AS:ACUMED 7007-0106R	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6023	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE LEFT 7H AS:ACUMED 7007-0107L	ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE LEFT 7H AS:ACUMED 7007-0107L	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6024	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE RIGHT 7H AS:ACUMED 7007-0107R	ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE RIGHT 7H AS:ACUMED 7007-0107R	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6025	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE LEFT 9H AS:ACUMED 7007-0109L	ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE LEFT 9H AS:ACUMED 7007-0109L	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6026	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE RIGHT 9H AS:ACUMED 7007-0109R	ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE RIGHT 9H AS:ACUMED 7007-0109R	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6027	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE LEFT 11H AS:ACUMED 7007-0111L	ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE LEFT 11H AS:ACUMED 7007-0111L	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6028	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE RIGHT 11H AS:ACUMED 7007-0111R	ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE RIGHT 11H AS:ACUMED 7007-0111R	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6029	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE LEFT 13H AS:ACUMED 7007-0113L	ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE LEFT 13H AS:ACUMED 7007-0113L	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6030	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE RIGHT 13H AS:ACUMED 7007-0113R	ANKLE 3 LATERAL FIBULA PLATE RIGHT 13H AS:ACUMED 7007-0113R	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6031	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 POSTEROLATERAL FIBULA PLATE LEFT 3HAS:ACUMED 7007-0203L	ANKLE 3 POSTEROLATERAL FIBULA PLATE LEFT 3HAS:ACUMED 7007-0203L	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6032	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 POSTEROLATERAL FIBULA PLATE RIGHT 3HAS:ACUMED 7007-0203R	ANKLE 3 POSTEROLATERAL FIBULA PLATE RIGHT 3HAS:ACUMED 7007-0203R	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6033	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 POSTEROLATERAL FIBULA PLATE LEFT 4HAS:ACUMED 7007-0204L	ANKLE 3 POSTEROLATERAL FIBULA PLATE LEFT 4HAS:ACUMED 7007-0204L	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6034	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 POSTEROLATERAL FIBULA PLATE RIGHT 4HAS:ACUMED 7007-0204R	ANKLE 3 POSTEROLATERAL FIBULA PLATE RIGHT 4HAS:ACUMED 7007-0204R	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	64000	FBZ020503001	不可重覆使用

6035	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 POSTEROLATERAL FIBULA PLATE LEFT 5HAS:ACUMED 7007-0205L	ANKLE 3 POSTEROLATERAL FIBULA PLATE LEFT 5HAS:ACUMED 7007-0205L	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6036	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 POSTEROLATERAL FIBULA PLATE RIGHT 5HAS:ACUMED 7007-0205R	ANKLE 3 POSTEROLATERAL FIBULA PLATE RIGHT 5HAS:ACUMED 7007-0205R	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6037	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 POSTEROLATERAL FIBULA PLATE LEFT 6HAS:ACUMED 7007-0206L	ANKLE 3 POSTEROLATERAL FIBULA PLATE LEFT 6HAS:ACUMED 7007-0206L	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6038	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 POSTEROLATERAL FIBULA PLATE RIGHT 6HAS:ACUMED 7007-0206R	ANKLE 3 POSTEROLATERAL FIBULA PLATE RIGHT 6HAS:ACUMED 7007-0206R	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6039	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 POSTEROLATERAL FIBULA PLATE LEFT 7HAS:ACUMED 7007-0207L	ANKLE 3 POSTEROLATERAL FIBULA PLATE LEFT 7HAS:ACUMED 7007-0207L	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6040	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 POSTEROLATERAL FIBULA PLATE RIGHT 7HAS:ACUMED 7007-0207R	ANKLE 3 POSTEROLATERAL FIBULA PLATE RIGHT 7HAS:ACUMED 7007-0207R	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6041	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 POSTEROLATERAL DISTAL TIBIA PLATE LEFT 3HAS:ACUMED 7007-0303L	ANKLE 3 POSTEROLATERAL DISTAL TIBIA PLATE LEFT 3HAS:ACUMED 7007-0303L	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6042	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 POSTEROLATERAL DISTAL TIBIA PLATE RIGHT 3HAS:ACUMED 7007-0303R	ANKLE 3 POSTEROLATERAL DISTAL TIBIA PLATE RIGHT 3HAS:ACUMED 7007-0303R	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6043	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 POSTEROLATERAL DISTAL TIBIA PLATE LEFT 4HAS:ACUMED 7007-0304L	ANKLE 3 POSTEROLATERAL DISTAL TIBIA PLATE LEFT 4HAS:ACUMED 7007-0304L	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6044	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 POSTEROLATERAL DISTAL TIBIA PLATE RIGHT 4HAS:ACUMED 7007-0304R	ANKLE 3 POSTEROLATERAL DISTAL TIBIA PLATE RIGHT 4HAS:ACUMED 7007-0304R	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6045	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 POSTEROMEDIAL DISTAL TIBIA PLATE LEFT 3HAS:ACUMED 7007-0403L	ANKLE 3 POSTEROMEDIAL DISTAL TIBIA PLATE LEFT 3HAS:ACUMED 7007-0403L	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6046	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 POSTEROMEDIAL DISTAL TIBIA PLATE RIGHT 3HAS:ACUMED 7007-0403R	ANKLE 3 POSTEROMEDIAL DISTAL TIBIA PLATE RIGHT 3HAS:ACUMED 7007-0403R	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6047	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 MEDIAL ANTI GLIDE PLATE LEFT 4H AS:ACUMED 7007-0504	ANKLE 3 MEDIAL ANTI GLIDE PLATE LEFT 4H AS:ACUMED 7007-0504	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6048	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 HOOK PLATE 2H AS:ACUMED 7007-0602	ANKLE 3 HOOK PLATE 2H AS:ACUMED 7007-0602	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6049	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 HOOK PLATE 3H AS:ACUMED 7007-0603	ANKLE 3 HOOK PLATE 3H AS:ACUMED 7007-0603	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6050	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 LOCKING PEG HOOK PLATE 2H AS:ACUMED 7007-0702	ANKLE 3 LOCKING PEG HOOK PLATE 2H AS:ACUMED 7007-0702	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖人時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	64000	FBZ020503001	不可重覆使用

6051	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 LOCKING PEG HOOK PLATE 3H AS:ACUMED 7007-0703	ANKLE 3 LOCKING PEG HOOK PLATE 3H AS:ACUMED 7007-0703	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖入時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6052	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 FRAGMENT PLATE 2.7MM AS:ACUMED 7010-0106N	ANKLE 3 FRAGMENT PLATE 2.7MM AS:ACUMED 7010-0106N	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖入時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6053	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 L FRAGMENT PLATE 2.7MM LEFT AS:ACUMED 7010-0107L	ANKLE 3 L FRAGMENT PLATE 2.7MM LEFT AS:ACUMED 7010-0107L	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖入時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6054	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 L FRAGMENT PLATE 2.7MM RIGHT AS:ACUMED 7010-0107R	ANKLE 3 L FRAGMENT PLATE 2.7MM RIGHT AS:ACUMED 7010-0107R	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖入時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6055	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE 3 T FRAGMENT PLATE 2.7MM AS:ACUMED 7010-0108N	ANKLE 3 T FRAGMENT PLATE 2.7MM AS:ACUMED 7010-0108N	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖入時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6056	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE LOW PROFILE LOCKING LATERAL FIBULA PLATE 5HAS:ACUMED 70-0145	ANKLE LOW PROFILE LOCKING LATERAL FIBULA PLATE 5HAS:ACUMED 70-0145	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖入時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6057	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE LOW PROFILE LOCKING LATERAL FIBULA PLATE 7HAS:ACUMED 70-0147	ANKLE LOW PROFILE LOCKING LATERAL FIBULA PLATE 7HAS:ACUMED 70-0147	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖入時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6058	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE LOW PROFILE LOCKING LATERAL FIBULA PLATE 9HAS:ACUMED 70-0149	ANKLE LOW PROFILE LOCKING LATERAL FIBULA PLATE 9HAS:ACUMED 70-0149	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖入時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6059	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE LOW PROFILE LOCKING LATERAL FIBULA PLATE 11HAS:ACUMED 70-0151	ANKLE LOW PROFILE LOCKING LATERAL FIBULA PLATE 11HAS:ACUMED 70-0151	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖入時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6060	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE LOW PROFILE LOCKING LATERAL FIBULA PLATE 13HAS:ACUMED 70-0153	ANKLE LOW PROFILE LOCKING LATERAL FIBULA PLATE 13HAS:ACUMED 70-0153	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖入時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6061	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE LOCKING FIBULA PLATE 9H AS:ACUMED 70-0169	ANKLE LOCKING FIBULA PLATE 9H AS:ACUMED 70-0169	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖入時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6062	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE LOCKING FIBULA PLATE 11H AS:ACUMED 70-0171	ANKLE LOCKING FIBULA PLATE 11H AS:ACUMED 70-0171	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖入時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6063	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE LOCKING FIBULA PLATE 13H AS:ACUMED 70-0173	ANKLE LOCKING FIBULA PLATE 13H AS:ACUMED 70-0173	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖入時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6064	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE LOW PROFILE LOCKING MEDIAL TIBIA PLATE 7HAS:ACUMED 70-0227	ANKLE LOW PROFILE LOCKING MEDIAL TIBIA PLATE 7HAS:ACUMED 70-0227	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖入時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6065	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE LOW PROFILE LOCKING MEDIAL TIBIA PLATE 9HAS:ACUMED 70-0229	ANKLE LOW PROFILE LOCKING MEDIAL TIBIA PLATE 9HAS:ACUMED 70-0229	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖入時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6066	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE LOW PROFILE LOCKING ANTERIOR TIBIA PLATE 5HAS:ACUMED 70-0245	ANKLE LOW PROFILE LOCKING ANTERIOR TIBIA PLATE 5HAS:ACUMED 70-0245	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象・疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感・手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害・壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生・	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬・2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感・3.互鎖式骨釘，鎖入時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力・4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用・	1.不必二次手術・2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化・3.骨板鋼性結構佳且更加貼附・4.互鎖式骨釘更加牢固・	64000	FBZ020503001	不可重覆使用

6067	艾克曼貼附性下肢骨板 ANKLE LOW PROFILE LOCKING ANTERIOR TIBIA PLATE 7HAS:ACUMED 70-0247	ANKLE LOW PROFILE LOCKING ANTERIOR TIBIA PLATE 7HAS:ACUMED 70-0247	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	病人可能對植入物(外來物質)的過敏或是排斥現象。疼痛、不舒服或是對植入物產生異物感。手術過程中產生的傷口或是植入物可能造成神經細胞或是軟組織的損害。壞疽、骨疽或是傷口不充分的癒合現象亦可能產生。	1.骨板材質為純鈦金屬而骨釘為鈦合金屬。2.骨板為解剖型貼附骨板而且設計輕薄術後較無異物感。3.互鎖式骨釘，鎖入時可跟骨板互相連結防止骨釘脫落加強骨板的固定力。4.擁有多樣化的骨板可依據不同需求來做使用。	1.不必二次手術。2.材質不易被人體排斥，可防止骨折處惡化。3.骨板鋼性結構佳且更加貼附。4.互鎖式骨釘更加牢固。	64000	FBZ020503001	不可重覆使用
6068	肢體延長器組(幼童) 肢體延長器組-小(長型)25CM AS:ORTHOFIX 55020	PAEDIATRIC LRS LONG KIT PAEDIATRIC LRS LONG KIT (25CM LONG) AS:ORTHOFIX 55020	肢體、手腳趾及腕部骨延長骨延長，增高術，畸形與角度矯正，達到復原效果。	1.骨再生不佳時導致不癒合或假關節。2.再次手術更換配件或主體。3.患者骨未長成可能有生長板不正常發生。4.對螺絲或配件有異物反應。	一系列單面或環型外固定器連接骨螺絲釘或螺絲鋼針、K式針廣泛用於固定骨碎片;如骨折、關節連接、關節撐開、骨骼移轉、延長、角度矯正等。此系統包含多種不同型態，可運用於不同位置，如脛骨、股骨、骨盆、肱骨、前臂手及腳。	材質為高級鋁合金，較堅固耐用，因在固定的同時，活動和延長所產生的力量強大，才能維持固定和延長的醫療效果。	160000	FBZ012620001	1.新的骨折不建議作壓縮。2.固定器的主體與骨骼不平行，可能導致軸線錯擺不對。3.固定器與骨末端不平行會導致骨骼內側或外側轉移。4.固定器應放於距皮膚適當距離，假使固定器與骨骼距離超過4cm建議用3支螺絲。
6069	指骨垂直軸角度調整器 指骨垂直軸角度調整器 AS:ORTHOFIX M122	ARTICULATED MINIRAIL FIXATOR VERTICAL AXISARTICULATED MINIRAIL FIXATOR VERTICAL AXISAS:ORTHOFIX M122	肢體、手腳趾及腕部骨延長骨延長，增高術，畸形與角度矯正，達到復原效果。	1.骨再生不佳時導致不癒合或假關節。2.再次手術更換配件或主體。3.患者骨未長成可能有生長板不正常發生。4.對螺絲或配件有異物反應。	一系列單面或環型外固定器連接骨螺絲釘或螺絲鋼針、K式針廣泛用於固定骨碎片;如骨折、關節連接、關節撐開、骨骼移轉、延長、角度矯正等。此系統包含多種不同型態，可運用於不同位置，如脛骨、股骨、骨盆、肱骨、前臂手及腳。	材質為高級鋁合金，較堅固耐用，因在固定的同時，活動和延長所產生的力量強大，才能維持固定和延長的醫療效果。	64500	FBZ012620003	1.新的骨折不建議作壓縮。2.固定器的主體與骨骼不平行，可能導致軸線錯擺不對。3.固定器與骨末端不平行會導致骨骼內側或外側轉移。4.固定器應放於距皮膚適當距離，假使固定器與骨骼距離超過4cm建議用3支螺絲。
6070	手腕外固定器 手腕外固定器 AS:ORTHOFIX 37000	PENNIG DYNAMIC WRIST FIXATOR PENNIG DYNAMIC WRIST FIXATOR AS:ORTHOFIX 37000	肢體、手腳趾及腕部骨延長骨延長，增高術，畸形與角度矯正，達到復原效果。	1.骨再生不佳時導致不癒合或假關節。2.再次手術更換配件或主體。3.患者骨未長成可能有生長板不正常發生。4.對螺絲或配件有異物反應。	一系列單面或環型外固定器連接骨螺絲釘或螺絲鋼針、K式針廣泛用於固定骨碎片;如骨折、關節連接、關節撐開、骨骼移轉、延長、角度矯正等。此系統包含多種不同型態，可運用於不同位置，如脛骨、股骨、骨盆、肱骨、前臂手及腳。	材質為高級鋁合金，較堅固耐用，因在固定的同時，活動和延長所產生的力量強大，才能維持固定和延長的醫療效果。	129000	FBZ012620003	1.新的骨折不建議作壓縮。2.固定器的主體與骨骼不平行，可能導致軸線錯擺不對。3.固定器與骨末端不平行會導致骨骼內側或外側轉移。4.固定器應放於距皮膚適當距離，假使固定器與骨骼距離超過4cm建議用3支螺絲。
6071	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型4.5X25X30MM AS:INTAI 40304525	CANNULATED PRDICLE SCREW 4.5X25X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40304525	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6072	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型4.5X30X30MM AS:INTAI 40304530	CANNULATED PRDICLE SCREW 4.5X30X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40304530	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6073	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型4.5X35X30MM AS:INTAI 40304535	CANNULATED PRDICLE SCREW 4.5X35X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40304535	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6074	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型4.5X40X30MM AS:INTAI 40304540	CANNULATED PRDICLE SCREW 4.5X40X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40304540	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6075	肢體延長器組(大人) 肢體延長器組-大(短型)23CM AS:ORTHOFIX 50515	LRS SHORT KIT LRS SHORT KIT (23CM LONG) AS:ORTHOFIX 50515	肢體、手腳趾及腕部骨延長骨延長，增高術，畸形與角度矯正，達到復原效果。	1.骨再生不佳時導致不癒合或假關節。2.再次手術更換配件或主體。3.患者骨未長成可能有生長板不正常發生。4.對螺絲或配件有異物反應。	一系列單面或環型外固定器連接骨螺絲釘或螺絲鋼針、K式針廣泛用於固定骨碎片;如骨折、關節連接、關節撐開、骨骼移轉、延長、角度矯正等。此系統包含多種不同型態，可運用於不同位置，如脛骨、股骨、骨盆、肱骨、前臂手及腳。	材質為高級鋁合金，較堅固耐用，因在固定的同時，活動和延長所產生的力量強大，才能維持固定和延長的醫療效果	141000	FBZ012620001	1.新的骨折不建議作壓縮。2.固定器的主體與骨骼不平行，可能導致軸線錯擺不對。3.固定器與骨末端不平行會導致骨骼內側或外側轉移。4.固定器應放於距皮膚適當距離，假使固定器與骨骼距離超過4cm建議用3支螺絲。
6076	肢體延長器組(大人) 肢體延長器組-大(標準型)30CM AS:ORTHOFIX 50500	LRS STANDARD KIT LRS STANDARD KIT (30CM LONG) AS:ORTHOFIX 50500	肢體、手腳趾及腕部骨延長骨延長，增高術，畸形與角度矯正，達到復原效果。	1.骨再生不佳時導致不癒合或假關節。2.再次手術更換配件或主體。3.患者骨未長成可能有生長板不正常發生。4.對螺絲或配件有異物反應。	一系列單面或環型外固定器連接骨螺絲釘或螺絲鋼針、K式針廣泛用於固定骨碎片;如骨折、關節連接、關節撐開、骨骼移轉、延長、角度矯正等。此系統包含多種不同型態，可運用於不同位置，如脛骨、股骨、骨盆、肱骨、前臂手及腳。	材質為高級鋁合金，較堅固耐用，因在固定的同時，活動和延長所產生的力量強大，才能維持固定和延長的醫療效果	169000	FBZ012620001	1.新的骨折不建議作壓縮。2.固定器的主體與骨骼不平行，可能導致軸線錯擺不對。3.固定器與骨末端不平行會導致骨骼內側或外側轉移。4.固定器應放於距皮膚適當距離，假使固定器與骨骼距離超過4cm建議用3支螺絲。
6077	肢體延長器組(幼童) 肢體延長器組-小(短型)15CM AS:ORTHOFIX 55000	PAEDIATRIC LRS SHORT KIT PAEDIATRIC LRS SHORT KIT(15CM LONG) AS:ORTHOFIX 55000	肢體、手腳趾及腕部骨延長骨延長，增高術，畸形與角度矯正，達到復原效果。	1.骨再生不佳時導致不癒合或假關節。2.再次手術更換配件或主體。3.患者骨未長成可能有生長板不正常發生。4.對螺絲或配件有異物反應。	一系列單面或環型外固定器連接骨螺絲釘或螺絲鋼針、K式針廣泛用於固定骨碎片;如骨折、關節連接、關節撐開、骨骼移轉、延長、角度矯正等。此系統包含多種不同型態，可運用於不同位置，如脛骨、股骨、骨盆、肱骨、前臂手及腳。	材質為高級鋁合金，較堅固耐用，因在固定的同時，活動和延長所產生的力量強大，才能維持固定和延長的醫療效果	112000	FBZ012620001	1.新的骨折不建議作壓縮。2.固定器的主體與骨骼不平行，可能導致軸線錯擺不對。3.固定器與骨末端不平行會導致骨骼內側或外側轉移。4.固定器應放於距皮膚適當距離，假使固定器與骨骼距離超過4cm建議用3支螺絲。
6078	肢體延長器組(幼童) 肢體延長器組-小(長型)25CM AS:ORTHOFIX 55020	PAEDIATRIC LRS LONG KIT PAEDIATRIC LRS LONG KIT (25CM LONG) AS:ORTHOFIX 55020	肢體、手腳趾及腕部骨延長骨延長，增高術，畸形與角度矯正，達到復原效果。	1.骨再生不佳時導致不癒合或假關節。2.再次手術更換配件或主體。3.患者骨未長成可能有生長板不正常發生。4.對螺絲或配件有異物反應。	一系列單面或環型外固定器連接骨螺絲釘或螺絲鋼針、K式針廣泛用於固定骨碎片;如骨折、關節連接、關節撐開、骨骼移轉、延長、角度矯正等。此系統包含多種不同型態，可運用於不同位置，如脛骨、股骨、骨盆、肱骨、前臂手及腳。	材質為高級鋁合金，較堅固耐用，因在固定的同時，活動和延長所產生的力量強大，才能維持固定和延長的醫療效果。	51500	FBZ012620002	1.新的骨折不建議作壓縮。2.固定器的主體與骨骼不平行，可能導致軸線錯擺不對。3.固定器與骨末端不平行會導致骨骼內側或外側轉移。4.固定器應放於距皮膚適當距離，假使固定器與骨骼距離超過4cm建議用3支螺絲。
6079	指骨骨延長器組 指骨骨延長器組-(標準型) AS:ORTHOFIX M101	MINIRAIL STANDARD LENGTHENER MINIRAIL STANDARD LENGTHENER AS:ORTHOFIX M101	肢體、手腳趾及腕部骨延長骨延長，增高術，畸形與角度矯正，達到復原效果。	1.骨再生不佳時導致不癒合或假關節。2.再次手術更換配件或主體。3.患者骨未長成可能有生長板不正常發生。4.對螺絲或配件有異物反應。	一系列單面或環型外固定器連接骨螺絲釘或螺絲鋼針、K式針廣泛用於固定骨碎片;如骨折、關節連接、關節撐開、骨骼移轉、延長、角度矯正等。此系統包含多種不同型態，可運用於不同位置，如脛骨、股骨、骨盆、肱骨、前臂手及腳。	材質為高級鋁合金，較堅固耐用，因在固定的同時，活動和延長所產生的力量強大，才能維持固定和延長的醫療效果。	43000	FBZ012620003	1.新的骨折不建議作壓縮。2.固定器的主體與骨骼不平行，可能導致軸線錯擺不對。3.固定器與骨末端不平行會導致骨骼內側或外側轉移。4.固定器應放於距皮膚適當距離，假使固定器與骨骼距離超過4cm建議用3支螺絲。

6080	指骨骨延長器組 指骨骨延長器組-(長型) AS:ORTHOFIX M102	MINIRAIL LONG LENGTHENER MINIRAIL LONG LENGTHENER AS:ORTHOFIX M102	肢體、手腳趾及腕部骨延長骨延長，增高術，畸形與角度矯正，達到復原效果。	1.骨再生不佳時導致不癒合或假關節。2.再次手術更換配件或主體。3.患者骨未長成可能有生長板不正常發生。4.對螺絲或配件有異物反應。	一系列單面或環型外固定器連接骨螺絲釘或螺絲鋼針、K式針廣泛用於固定骨碎片;如骨折、關節連接、關節撐開、骨骼移轉、延長、角度矯正等。此系統包含多種不同型態，可運用於不同位置，如脛骨、股骨、骨盆、肱骨、前臂手及腳。	材質為高級鋁合金，較堅固耐用，因在固定的同時，活動和延長所產生的力量強大，才能維持固定和延長的醫療效果。	43000	FBZ012620003	1.新的骨折不建議作壓縮。2.固定器的主體與骨骼不平行，可能導致軸線錯擺不對。3.固定器與骨末端不平行會導致骨骼內側或外側轉移。4.固定器應放於距皮膚適當距離，假使固定器與骨骼距離超過4cm建議用3支螺絲。
6081	指骨骨延長器組 指骨骨延長器組-(短型) AS:ORTHOFIX M103	MINIRAIL SHORT LENGTHENER MINIRAIL SHORT LENGTHENER AS:ORTHOFIX M103	肢體、手腳趾及腕部骨延長骨延長，增高術，畸形與角度矯正，達到復原效果。	1.骨再生不佳時導致不癒合或假關節。2.再次手術更換配件或主體。3.患者骨未長成可能有生長板不正常發生。4.對螺絲或配件有異物反應。	一系列單面或環型外固定器連接骨螺絲釘或螺絲鋼針、K式針廣泛用於固定骨碎片;如骨折、關節連接、關節撐開、骨骼移轉、延長、角度矯正等。此系統包含多種不同型態，可運用於不同位置，如脛骨、股骨、骨盆、肱骨、前臂手及腳。	材質為高級鋁合金，較堅固耐用，因在固定的同時，活動和延長所產生的力量強大，才能維持固定和延長的醫療效果。	43000	FBZ012620003	1.新的骨折不建議作壓縮。2.固定器的主體與骨骼不平行，可能導致軸線錯擺不對。3.固定器與骨末端不平行會導致骨骼內側或外側轉移。4.固定器應放於距皮膚適當距離，假使固定器與骨骼距離超過4cm建議用3支螺絲。
6082	指骨水平軸角度調整器 指骨水平軸角度調整器 AS:ORTHOFIX M111	ARTICULATED MINIRAIL FIXATOR HORIZONTAL AXISARTICULATED MINIRAIL FIXATOR HORIZONTAL AXISAS:ORTHOFIX M111	肢體、手腳趾及腕部骨延長骨延長，增高術，畸形與角度矯正，達到復原效果。	1.骨再生不佳時導致不癒合或假關節。2.再次手術更換配件或主體。3.患者骨未長成可能有生長板不正常發生。4.對螺絲或配件有異物反應。	一系列單面或環型外固定器連接骨螺絲釘或螺絲鋼針、K式針廣泛用於固定骨碎片;如骨折、關節連接、關節撐開、骨骼移轉、延長、角度矯正等。此系統包含多種不同型態，可運用於不同位置，如脛骨、股骨、骨盆、肱骨、前臂手及腳。	材質為高級鋁合金，較堅固耐用，因在固定的同時，活動和延長所產生的力量強大，才能維持固定和延長的醫療效果。	64500	FBZ012620003	1.新的骨折不建議作壓縮。2.固定器的主體與骨骼不平行，可能導致軸線錯擺不對。3.固定器與骨末端不平行會導致骨骼內側或外側轉移。4.固定器應放於距皮膚適當距離，假使固定器與骨骼距離超過4cm建議用3支螺絲。
6083	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 5.0X30X30MM AS:INTAI 40305030	CANNULATED PRDICLE SCREW 5.0X30X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40305030	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨骼以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6084	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 5.0X35X30MM AS:INTAI 40305035	CANNULATED PRDICLE SCREW 5.0X35X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40305035	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨骼以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6085	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 5.0X40X30MM AS:INTAI 40305040	CANNULATED PRDICLE SCREW 5.0X40X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40305040	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨骼以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6086	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 5.0X45X30MM AS:INTAI 40305045	CANNULATED PRDICLE SCREW 5.0X45X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40305045	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨骼以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6087	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 6.0X30X30MM AS:INTAI 40306030	CANNULATED PRDICLE SCREW 6.0X30X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40306030	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨骼以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6088	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 6.0X35X30MM AS:INTAI 40306035	CANNULATED PRDICLE SCREW 6.0X35X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40306035	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨骼以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6089	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 6.0X40X30MM AS:INTAI 40306040	CANNULATED PRDICLE SCREW 6.0X40X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40306040	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨骼以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6090	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 6.0X45X30MM AS:INTAI 40306045	CANNULATED PRDICLE SCREW 6.0X45X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40306045	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨骼以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6091	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 6.0X50X30MM AS:INTAI 40306050	CANNULATED PRDICLE SCREW 6.0X50X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40306050	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨骼以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。

6092	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.0X55X30MM AS:INTAI 40306055	CANNULATED PRDICLE SCREW 6.0X55X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40306055	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6093	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.5X100X30MM AS:INTAI 40306510	CANNULATED PRDICLE SCREW 6.5X100X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40306510	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6094	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.5X30X30MM AS:INTAI 40306530	CANNULATED PRDICLE SCREW 6.5X30X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40306530	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6095	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.5X35X30MM AS:INTAI 40306535	CANNULATED PRDICLE SCREW 6.5X35X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40306535	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6096	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.5X60X30MM AS:INTAI 40306560	CANNULATED PRDICLE SCREW 6.5X60X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40306560	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6097	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.5X65X30MM AS:INTAI 40306565	CANNULATED PRDICLE SCREW 6.5X65X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40306565	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6098	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.5X70X30MM AS:INTAI 40306570	CANNULATED PRDICLE SCREW 6.5X70X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40306570	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6099	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.5X80X30MM AS:INTAI 40306580	CANNULATED PRDICLE SCREW 6.5X80X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40306580	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6100	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.5X90X30MM AS:INTAI 40306590	CANNULATED PRDICLE SCREW 6.5X90X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40306590	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6101	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.0X100X30MM AS:INTAI 40307010	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.0X100X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40307010	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6102	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.0X30X30MM AS:INTAI 40307030	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.0X30X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40307030	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6103	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.0X35X30MM AS:INTAI 40307035	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.0X35X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40307035	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。

6104	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.0X40X30MM AS:INTAI 40307040	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.0X40X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40307040	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6105	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.0X45X30MM AS:INTAI 40307045	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.0X45X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40307045	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6106	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.0X50X30MM AS:INTAI 40307050	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.0X50X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40307050	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6107	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.0X55X30MM AS:INTAI 40307055	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.0X55X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40307055	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6108	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.0X60X30MM AS:INTAI 40307060	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.0X60X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40307060	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6109	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.0X65X30MM AS:INTAI 40307065	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.0X65X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40307065	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6110	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.0X70X30MM AS:INTAI 40307070	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.0X70X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40307070	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6111	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.0X80X30MM AS:INTAI 40307080	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.0X80X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40307080	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6112	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.0X90X30MM AS:INTAI 40307090	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.0X90X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40307090	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6113	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.5X100X30MM AS:INTAI 40307510	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.5X100X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40307510	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6114	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.5X30X30MM AS:INTAI 40307530	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.5X30X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40307530	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6115	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.5X35X30MM AS:INTAI 40307535	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.5X35X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40307535	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。

6116	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.5X55X30MM AS:INTAI 40307555	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.5X55X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40307555	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6117	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.5X60X30MM AS:INTAI 40307560	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.5X60X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40307560	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6118	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.5X65X30MM AS:INTAI 40307565	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.5X65X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40307565	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6119	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.5X70X30MM AS:INTAI 40307570	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.5X70X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40307570	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6120	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.5X80X30MM AS:INTAI 40307580	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.5X80X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40307580	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6121	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.5X90X30MM AS:INTAI 40307590	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.5X90X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40307590	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6122	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型8.0X100X30MM AS:INTAI 40308010	CANNULATED PRDICLE SCREW 8.0X100X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40308010	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6123	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型8.0X35X30MM AS:INTAI 40308035	CANNULATED PRDICLE SCREW 8.0X35X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40308035	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6124	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型8.0X40X30MM AS:INTAI 40308040	CANNULATED PRDICLE SCREW 8.0X40X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40308040	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6125	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型8.0X45X30MM AS:INTAI 40308045	CANNULATED PRDICLE SCREW 8.0X45X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40308045	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6126	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型8.0X50X30MM AS:INTAI 40308050	CANNULATED PRDICLE SCREW 8.0X50X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40308050	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6127	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型8.0X55X30MM AS:INTAI 40308055	CANNULATED PRDICLE SCREW 8.0X55X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40308055	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。

6128	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 8.0X60X30MM AS:INTAI 40308060	CANNULATED PRDICLE SCREW 8.0X60X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40308060	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6129	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 8.0X65X30MM AS:INTAI 40308065	CANNULATED PRDICLE SCREW 8.0X65X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40308065	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6130	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 8.0X70X30MM AS:INTAI 40308070	CANNULATED PRDICLE SCREW 8.0X70X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40308070	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6131	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 8.0X80X30MM AS:INTAI 40308080	CANNULATED PRDICLE SCREW 8.0X80X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40308080	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6132	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 8.0X90X30MM AS:INTAI 40308090	CANNULATED PRDICLE SCREW 8.0X90X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40308090	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6133	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 4.5X25X30MM AS:INTAI 40314525	CANNULATED PRDICLE SCREW 4.5X25X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40314525	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6134	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 4.5X30X30MM AS:INTAI 40314530	CANNULATED PRDICLE SCREW 4.5X30X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40314530	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6135	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 4.5X35X30MM AS:INTAI 40314535	CANNULATED PRDICLE SCREW 4.5X35X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40314535	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6136	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 4.5X40X30MM AS:INTAI 40314540	CANNULATED PRDICLE SCREW 4.5X40X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40314540	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6137	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 5.0X30X30MM AS:INTAI 40315030	CANNULATED PRDICLE SCREW 5.0X30X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40315030	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6138	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 5.5X30X30MM AS:INTAI 40315530	CANNULATED PRDICLE SCREW 5.5X30X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40315530	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6139	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 5.5X50X30MM AS:INTAI 40315550	CANNULATED PRDICLE SCREW 5.5X50X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40315550	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。

6140	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.0X30X30MM AS:INTAI 40316030	CANNULATED PRDICLE SCREW 6.0X30X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40316030	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6141	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.0X35X30MM AS:INTAI 40316035	CANNULATED PRDICLE SCREW 6.0X35X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40316035	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6142	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.0X40X30MM AS:INTAI 40316040	CANNULATED PRDICLE SCREW 6.0X40X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40316040	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6143	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.0X45X30MM AS:INTAI 40316045	CANNULATED PRDICLE SCREW 6.0X45X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40316045	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6144	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.0X50X30MM AS:INTAI 40316050	CANNULATED PRDICLE SCREW 6.0X50X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40316050	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6145	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.0X55X30MM AS:INTAI 40316055	CANNULATED PRDICLE SCREW 6.0X55X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40316055	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6146	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.5X30X30MM AS:INTAI 40316530	CANNULATED PRDICLE SCREW 6.5X30X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40316530	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6147	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.5X50X30MM AS:INTAI 40316550	CANNULATED PRDICLE SCREW 6.5X50X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40316550	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6148	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型6.5X55X30MM AS:INTAI 40316555	CANNULATED PRDICLE SCREW 6.5X55X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40316555	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6149	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.0X30X30MM AS:INTAI 40317030	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.0X30X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40317030	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6150	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.0X35X30MM AS:INTAI 40317035	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.0X35X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40317035	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6151	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型7.0X40X30MM AS:INTAI 40317040	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.0X40X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40317040	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。

6152	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 7.0X45X30MM AS:INTAI 40317045	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.0X45X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40317045	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6153	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 7.0X50X30MM AS:INTAI 40317050	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.0X50X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40317050	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6154	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 7.0X55X30MM AS:INTAI 40317055	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.0X55X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40317055	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6155	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 7.0X60X30MM AS:INTAI 40317060	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.0X60X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40317060	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6156	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 7.0X65X30MM AS:INTAI 40317065	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.0X65X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40317065	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6157	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 7.5X30X30MM AS:INTAI 40317530	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.5X30X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40317530	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6158	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 7.5X35X30MM AS:INTAI 40317535	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.5X35X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40317535	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6159	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 7.5X40X30MM AS:INTAI 40317540	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.5X40X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40317540	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6160	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 7.5X45X30MM AS:INTAI 40317545	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.5X45X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40317545	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6161	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 7.5X50X30MM AS:INTAI 40317550	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.5X50X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40317550	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6162	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 7.5X55X30MM AS:INTAI 40317555	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.5X55X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40317555	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6163	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 7.5X60X30MM AS:INTAI 40317560	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.5X60X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40317560	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小，組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。

6164	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 7.5X65X30MM AS:INTAI 40317565	CANNULATED PRDICLE SCREW 7.5X65X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40317565	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小、組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6165	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 8.0X35X30MM AS:INTAI 40318035	CANNULATED PRDICLE SCREW 8.0X35X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40318035	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小、組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6166	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 8.0X40X30MM AS:INTAI 40318040	CANNULATED PRDICLE SCREW 8.0X40X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40318040	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小、組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6167	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 8.0X45X30MM AS:INTAI 40318045	CANNULATED PRDICLE SCREW 8.0X45X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40318045	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小、組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6168	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 8.0X50X30MM AS:INTAI 40318050	CANNULATED PRDICLE SCREW 8.0X50X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40318050	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小、組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6169	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 8.0X55X30MM AS:INTAI 40318055	CANNULATED PRDICLE SCREW 8.0X55X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40318055	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小、組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6170	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 8.0X60X30MM AS:INTAI 40318060	CANNULATED PRDICLE SCREW 8.0X60X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40318060	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小、組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6171	微創脊椎骨釘加長中空多軸向折斷U型 8.0X65X30MM AS:INTAI 40318065	CANNULATED PRDICLE SCREW 8.0X65X30MM POLY-AXIAL REDUCTION LT U TYPE AS:INTAI 40318065	傷口縮小，減少肌肉破壞，降低出血量，降低感染機率，減少病人術後疼痛不適，提高術後恢復效果。	出血或血腫，植入物引起之疼痛、不適感。	微創小傷口、組織破壞少，適合骨鬆以及肥胖患者，減少併發症與鄰近節退化發生率，易於再置換手術。	搭配指定的微創手術器械可用於後路微創手術。相較於傳統脊椎手術，微創手術的傷口較小、組織破壞較少，因此住院天數可較短、疼痛少、恢復較快、失血量少、感染率低，使得整體功能性恢復較快。	19000	FBZ002926001	植入物引起之疼痛、不適或異常感、延遲癒合或不癒合、神經組織之併發症、麻痺。研究吸煙患者不癒合發生率較高，病患應被告知此項訊息及其潛在後果。如病患之職業或活動會對植入物招致過度之應力，可能會導致植入物的失敗。
6172	I邦美"傑格迷你縫合錨釘 JUGGERKNOT SOFT ANCHOR-1.0 MM W/ 2-0 NEEDLES W/ DRILLAS:BIOMET 912076	IBIOMETI JUGGERKNOT MINI SOFT ANCHOR JUGGERKNOT SOFT ANCHOR-1.0 MM W/ 2-0 NEEDLES W/ DRILLAS:BIOMET 912076	用以幫助手指和手腕等骨骼較精細部位之韌帶或肌腱進行重建、修補。	病患可能對異物有過敏反應，或因裝置存在而造成疼痛、不適或異常感覺。	本產品屬於軟性全縫線錨釘，不帶硬質組件，避免傳統硬性錨釘位移等後遺症。且錨釘直徑小，能大幅減少手術造成的骨骼缺損，亦允許多點軟組織固定，也能應用於手指和手腕等骨骼與韌帶皆較精細的部位。	本產品直徑僅1.0mm，能罕見地針對精細部位如手指進行修補或重建，另亦能應用在手和手腕、肘與腳和腳踝。因尺寸較傳統螺釘為小，能在既定空間內植入更多縫合錨釘，提升整體固定力，相較於健保給付品之手術過程需移除骨骼組織較多，使患者癒合較慢。	30000	FBZ030102001	手術時會使用專為本產品設計的器具，用於補助內固定裝置的準確植入，建議定期檢查所有器具以發現磨損或變形。
6173	I邦美"傑格迷你縫合錨釘 JUGGERKNOT SOFT ANCHOR-1.0 MM W/ 3-0 NEEDLES W/ DRILLAS:BIOMET 912082	IBIOMETI JUGGERKNOT MINI SOFT ANCHOR JUGGERKNOT SOFT ANCHOR-1.0 MM W/ 3-0 NEEDLES W/ DRILLAS:BIOMET 912082	用以幫助手指和手腕等骨骼較精細部位之韌帶或肌腱進行重建、修補。	病患可能對異物有過敏反應，或因裝置存在而造成疼痛、不適或異常感覺。	本產品屬於軟性全縫線錨釘，不帶硬質組件，避免傳統硬性錨釘位移等後遺症。且錨釘直徑小，能大幅減少手術造成的骨骼缺損，亦允許多點軟組織固定，也能應用於手指和手腕等骨骼與韌帶皆較精細的部位。	本產品直徑僅1.0mm，能罕見地針對精細部位如手指進行修補或重建，另亦能應用在手和手腕、肘與腳和腳踝。因尺寸較傳統螺釘為小，能在既定空間內植入更多縫合錨釘，提升整體固定力，相較於健保給付品之手術過程需移除骨骼組織較多，使患者癒合較慢。	30000	FBZ030102001	手術時會使用專為本產品設計的器具，用於補助內固定裝置的準確植入，建議定期檢查所有器具以發現磨損或變形。
6174	？邦美？傑格縫合錨釘- SINGLE LOADED, LONG #2 MAXBRAID AS:BIOMET 010000324	IBIOMETI JUGGERKNOT SOFT ANCHORS SINGLE LOADED, LONG #2 MAXBRAID AS:BIOMET 010000324	用以肩、肘、腳和腳踝、膝、與髖部之肌腱與韌帶之修補或重建固定。	病患可能對異物有過敏反應，或因裝置存在而造成疼痛、不適或異常感覺。	本產品屬於軟性全縫線錨釘，不帶硬質組件，避免傳統硬性錨釘位移等後遺症。且錨釘直徑小，能大幅減少手術造成的骨骼缺損，亦允許多點軟組織固定。	本產品以縫線取代傳統螺釘，能移除較少的骨骼組織，確保癒合順利，且關節面洞數較多，固定力較強；相較於健保給付品之手術過程需移除骨骼組織較多，使患者癒合較慢，同尺寸的固定力不如本系列縫合錨釘。	32000	FBZ030118001	手術時會使用專為本產品設計的器具，用於補助內固定裝置的準確植入，建議定期檢查所有器具以發現磨損或變形。
6175	？邦美？傑格縫合錨釘- DOUBLE LOADED 2 #2 MAXBRAID CUTTING NEEDLESAS:BIOMET 110005093	IBIOMETI JUGGERKNOT SOFT ANCHORS DOUBLE LOADED 2 #2 MAXBRAID TAPERERED NEEDLESAS:BIOMET 110005093	用以肩、肘、腳和腳踝、膝、與髖部之肌腱與韌帶之修補或重建固定。	病患可能對異物有過敏反應，或因裝置存在而造成疼痛、不適或異常感覺。	本產品屬於軟性全縫線錨釘，不帶硬質組件，避免傳統硬性錨釘位移等後遺症。且錨釘直徑小，能大幅減少手術造成的骨骼缺損，亦允許多點軟組織固定。	本產品以縫線取代傳統螺釘，能移除較少的骨骼組織，確保癒合順利，且關節面洞數較多，固定力較強；相較於健保給付品之手術過程需移除骨骼組織較多，使患者癒合較慢，同尺寸的固定力不如本系列縫合錨釘。	32000	FBZ030118001	手術時會使用專為本產品設計的器具，用於補助內固定裝置的準確植入，建議定期檢查所有器具以發現磨損或變形。
6176	？邦美？傑格縫合錨釘- DOUBLE LOADED 2 #2 MAXBRAID TAPERERED NEEDLESAS:BIOMET 110005096	IBIOMETI JUGGERKNOT SOFT ANCHORS DOUBLE LOADED 2 #2 MAXBRAID TAPERERED NEEDLESAS:BIOMET 110005096	用以肩、肘、腳和腳踝、膝、與髖部之肌腱與韌帶之修補或重建固定。	病患可能對異物有過敏反應，或因裝置存在而造成疼痛、不適或異常感覺。	本產品屬於軟性全縫線錨釘，不帶硬質組件，避免傳統硬性錨釘位移等後遺症。且錨釘直徑小，能大幅減少手術造成的骨骼缺損，亦允許多點軟組織固定。	本產品以縫線取代傳統螺釘，能移除較少的骨骼組織，確保癒合順利，且關節面洞數較多，固定力較強；相較於健保給付品之手術過程需移除骨骼組織較多，使患者癒合較慢，同尺寸的固定力不如本系列縫合錨釘。	32000	FBZ030118001	手術時會使用專為本產品設計的器具，用於補助內固定裝置的準確植入，建議定期檢查所有器具以發現磨損或變形。
6177	？邦美？傑格縫合錨釘- SHORT RIGID, #1 AS:BIOMET 110005307	IBIOMETI JUGGERKNOT SOFT ANCHORS SHORT RIGID, #1 AS:BIOMET 110005307	用以肩、肘、腳和腳踝、膝、與髖部之肌腱與韌帶之修補或重建固定。	病患可能對異物有過敏反應，或因裝置存在而造成疼痛、不適或異常感覺。	本產品屬於軟性全縫線錨釘，不帶硬質組件，避免傳統硬性錨釘位移等後遺症。且錨釘直徑小，能大幅減少手術造成的骨骼缺損，亦允許多點軟組織固定。	本產品以縫線取代傳統螺釘，能移除較少的骨骼組織，確保癒合順利，且關節面洞數較多，固定力較強；相較於健保給付品之手術過程需移除骨骼組織較多，使患者癒合較慢，同尺寸的固定力不如本系列縫合錨釘。	32000	FBZ030118001	手術時會使用專為本產品設計的器具，用於補助內固定裝置的準確植入，建議定期檢查所有器具以發現磨損或變形。

6178	?邦美?傑格縫合錨釘- SHORT RIGID, #2 AS:BIOMET 110005315	IBIOMETI JUGGERKNOT SOFT ANCHORS SHORT RIGID, #2 AS:BIOMET 110005315	用以肩、肘、腳和腳踝、膝、與髖部之肌腱與韌帶之修補或重建固定。	病患可能對異物有過敏反應，或因裝置存在而造成疼痛、不適或異常感覺。	本產品屬於軟性全縫線錨釘，不帶硬質組件，避免傳統硬性錨釘位移等後遺症，且錨釘直徑小，能大幅減少手術造成的骨骼缺損，亦允許多點軟組織固定。	本產品以縫線取代傳統螺釘，能移除較少的骨骼組織，確保癒合順利，且關節面洞數較多，固定力較強；相較於健保給付品之手術過程需移除骨骼組織較多，使患者癒合較慢，同尺寸的固定力不如本系列縫合錨釘。	32000	FBZ030118001	手術時會使用專為本產品設計的器具，用於補助內固定裝置的準確植入，建議定期檢查所有器具以發現磨損或變形。
6179	?邦美?傑格縫合錨釘- DOUBLE LOADED 2 #2 MAXBRAID AS:BIOMET 912029	IBIOMETI JUGGERKNOT SOFT ANCHORS DOUBLE LOADED 2 #2 MAXBRAID AS:BIOMET 912029	用以肩、肘、腳和腳踝、膝、與髖部之肌腱與韌帶之修補或重建固定。	病患可能對異物有過敏反應，或因裝置存在而造成疼痛、不適或異常感覺。	本產品屬於軟性全縫線錨釘，不帶硬質組件，避免傳統硬性錨釘位移等後遺症，且錨釘直徑小，能大幅減少手術造成的骨骼缺損，亦允許多點軟組織固定。	本產品以縫線取代傳統螺釘，能移除較少的骨骼組織，確保癒合順利，且關節面洞數較多，固定力較強；相較於健保給付品之手術過程需移除骨骼組織較多，使患者癒合較慢，同尺寸的固定力不如本系列縫合錨釘。	32000	FBZ030118001	手術時會使用專為本產品設計的器具，用於補助內固定裝置的準確植入，建議定期檢查所有器具以發現磨損或變形。
6180	?邦美?傑格縫合錨釘- SINGLE LOADED 1 #2 MAXBRAID, 1.4MM AS:BIOMET 912030	IBIOMETI JUGGERKNOT SOFT ANCHORS SINGLE LOADED 1 #2 MAXBRAID, 1.4MM AS:BIOMET 912030	用以肩、肘、腳和腳踝、膝、與髖部之肌腱與韌帶之修補或重建固定。	病患可能對異物有過敏反應，或因裝置存在而造成疼痛、不適或異常感覺。	本產品屬於軟性全縫線錨釘，不帶硬質組件，避免傳統硬性錨釘位移等後遺症，且錨釘直徑小，能大幅減少手術造成的骨骼缺損，亦允許多點軟組織固定。	本產品以縫線取代傳統螺釘，能移除較少的骨骼組織，確保癒合順利，且關節面洞數較多，固定力較強；相較於健保給付品之手術過程需移除骨骼組織較多，使患者癒合較慢，同尺寸的固定力不如本系列縫合錨釘。	32000	FBZ030118001	手術時會使用專為本產品設計的器具，用於補助內固定裝置的準確植入，建議定期檢查所有器具以發現磨損或變形。
6181	?邦美?傑格縫合錨釘- SINGLE LOADED 1 #2 MAXBRAID, 1.5MM AS:BIOMET 912031	IBIOMETI JUGGERKNOT SOFT ANCHORS SINGLE LOADED 1 #2 MAXBRAID, 1.5MM AS:BIOMET 912031	用以肩、肘、腳和腳踝、膝、與髖部之肌腱與韌帶之修補或重建固定。	病患可能對異物有過敏反應，或因裝置存在而造成疼痛、不適或異常感覺。	本產品屬於軟性全縫線錨釘，不帶硬質組件，避免傳統硬性錨釘位移等後遺症，且錨釘直徑小，能大幅減少手術造成的骨骼缺損，亦允許多點軟組織固定。	本產品以縫線取代傳統螺釘，能移除較少的骨骼組織，確保癒合順利，且關節面洞數較多，固定力較強；相較於健保給付品之手術過程需移除骨骼組織較多，使患者癒合較慢，同尺寸的固定力不如本系列縫合錨釘。	32000	FBZ030118001	手術時會使用專為本產品設計的器具，用於補助內固定裝置的準確植入，建議定期檢查所有器具以發現磨損或變形。
6182	?邦美?傑格縫合錨釘- SINGLE LOADED 1 #1 MAXBRAID WITH NEEDLES, 1.4MMAS:BIOMET 912068	IBIOMETI JUGGERKNOT SOFT ANCHORS SINGLE LOADED 1 #1 MAXBRAID WITH NEEDLES, 1.4MMAS:BIOMET 912068	用以肩、肘、腳和腳踝、膝、與髖部之肌腱與韌帶之修補或重建固定。	病患可能對異物有過敏反應，或因裝置存在而造成疼痛、不適或異常感覺。	本產品屬於軟性全縫線錨釘，不帶硬質組件，避免傳統硬性錨釘位移等後遺症，且錨釘直徑小，能大幅減少手術造成的骨骼缺損，亦允許多點軟組織固定。	本產品以縫線取代傳統螺釘，能移除較少的骨骼組織，確保癒合順利，且關節面洞數較多，固定力較強；相較於健保給付品之手術過程需移除骨骼組織較多，使患者癒合較慢，同尺寸的固定力不如本系列縫合錨釘。	32000	FBZ030118001	手術時會使用專為本產品設計的器具，用於補助內固定裝置的準確植入，建議定期檢查所有器具以發現磨損或變形。
6183	?邦美?傑格縫合錨釘- SINGLE LOADED, LONG #1 MAXBRAID AS:BIOMET 916030	IBIOMETI JUGGERKNOT SOFT ANCHORS SINGLE LOADED, LONG #1 MAXBRAID AS:BIOMET 916030	用以肩、肘、腳和腳踝、膝、與髖部之肌腱與韌帶之修補或重建固定。	病患可能對異物有過敏反應，或因裝置存在而造成疼痛、不適或異常感覺。	本產品屬於軟性全縫線錨釘，不帶硬質組件，避免傳統硬性錨釘位移等後遺症，且錨釘直徑小，能大幅減少手術造成的骨骼缺損，亦允許多點軟組織固定。	本產品以縫線取代傳統螺釘，能移除較少的骨骼組織，確保癒合順利，且關節面洞數較多，固定力較強；相較於健保給付品之手術過程需移除骨骼組織較多，使患者癒合較慢，同尺寸的固定力不如本系列縫合錨釘。	32000	FBZ030118001	手術時會使用專為本產品設計的器具，用於補助內固定裝置的準確植入，建議定期檢查所有器具以發現磨損或變形。
6184	思維拉克高剛性縫合帶縫合錨釘 SWIVELOCK SUTURE ANCHOR FIBERTAPE LOOP 4.75X19.1MMAS:ARTHREX AR-2324PCTT	SWIVELOCK SUTURE ANCHOR FIBERTAPE LOOP 4.75X19.1MMAS:ARTHREX AR-2324PCTT	本產品是用於將組織固定縫合至骨頭上的固定物，如肩旋轉袖斷裂修復與韌帶重建等，適用於腳、踝、膝、手、腕、肘、肩、髖。	深層或表面的感染、對植入的材料過敏或有其他的反應、部分患者可能對PLA材質過敏。	此產品材質是由聚乳酸Poly(L-Lactide)和/或polyetheretherketone(PEEK)組成，生物複合性材料為polylacticacid和tricalciumphosphate(TCP)組成，部分產品含有植體專用鈦合金製成之孔眼。	1.傳統治療方式容易造成伴發症，常見的併發症包含：盂肱關節滑膜炎、關節盂骨溶解，游離體和軟骨損傷。2.傳統bioabsorbableanchors會有植入物斷裂或提早退化的問題。3.傳統使用含縫線錨釘線結的繁瑣操作以及縫合後殘留的線結可能會引起磨耗與組織反應問題。	37500	FBZ023869002	植入物的限制與使用的詳細說明均須詳細告知病人。本產品不可重複使用。
6185	思維拉克高剛性縫合帶縫合錨釘 SWIVELOCK SUTURE ANCHOR FIBERTAPE LOOP 5.5X24.5MMAS:ARTHREX AR-2323SLM	SWIVELOCK SUTURE ANCHOR FIBERTAPE LOOP 5.5X24.5MMAS:ARTHREX AR-2323SLM	本產品是用於將組織固定縫合至骨頭上的固定物，如肩旋轉袖斷裂修復與韌帶重建等，適用於腳、踝、膝、手、腕、肘、肩、髖。	深層或表面的感染、對植入的材料過敏或有其他的反應、部分患者可能對PLA材質過敏。	此產品材質是由聚乳酸Poly(L-Lactide)和/或polyetheretherketone(PEEK)組成，生物複合性材料為polylacticacid和tricalciumphosphate(TCP)組成，部分產品含有植體專用鈦合金製成之孔眼。	1.傳統治療方式容易造成伴發症，常見的併發症包含：盂肱關節滑膜炎、關節盂骨溶解，游離體和軟骨損傷。2.傳統bioabsorbableanchors會有植入物斷裂或提早退化的問題。3.傳統使用含縫線錨釘線結的繁瑣操作以及縫合後殘留的線結可能會引起磨耗與組織反應問題。	37500	FBZ023869002	植入物的限制與使用的詳細說明均須詳細告知病人。本產品不可重複使用。
6186	思維拉克高剛性縫合帶縫合錨釘 SWIVELOCK SUTURE ANCHOR FIBERTAPE LOOP 4.75X19.1MMAS:ARTHREX AR-2324PCT	SWIVELOCK SUTURE ANCHOR FIBERTAPE LOOP 4.75X19.1MMAS:ARTHREX AR-2324PCT	本產品是用於將組織固定縫合至骨頭上的固定物，如肩旋轉袖斷裂修復與韌帶重建等，適用於腳、踝、膝、手、腕、肘、肩、髖。	深層或表面的感染、對植入的材料過敏或有其他的反應、部分患者可能對PLA材質過敏。	此產品材質是由聚乳酸Poly(L-Lactide)和/或polyetheretherketone(PEEK)組成，生物複合性材料為polylacticacid和tricalciumphosphate(TCP)組成，部分產品含有植體專用鈦合金製成之孔眼。	1.傳統治療方式容易造成伴發症，常見的併發症包含：盂肱關節滑膜炎、關節盂骨溶解，游離體和軟骨損傷。2.傳統bioabsorbableanchors會有植入物斷裂或提早退化的問題。3.傳統使用含縫線錨釘線結的繁瑣操作以及縫合後殘留的線結可能會引起磨耗與組織反應問題。	37500	FBZ023869002	植入物的限制與使用的詳細說明均須詳細告知病人。本產品不可重複使用。
6187	思維拉克高剛性縫合帶縫合錨釘 SWIVELOCK SUTURE ANCHOR FIBERTAPE LOOP 3.5X15.8MMAS:ARTHREX AR-2325BCC	SWIVELOCK SUTURE ANCHOR FIBERTAPE LOOP 3.5X15.8MMAS:ARTHREX AR-2325BCC	本產品是用於將組織固定縫合至骨頭上的固定物，如肩旋轉袖斷裂修復與韌帶重建等，適用於腳、踝、膝、手、腕、肘、肩、髖。	深層或表面的感染、對植入的材料過敏或有其他的反應、部分患者可能對PLA材質過敏。	此產品材質是由聚乳酸Poly(L-Lactide)和/或polyetheretherketone(PEEK)組成，生物複合性材料為polylacticacid和tricalciumphosphate(TCP)組成，部分產品含有植體專用鈦合金製成之孔眼。	1.傳統治療方式容易造成伴發症，常見的併發症包含：盂肱關節滑膜炎、關節盂骨溶解，游離體和軟骨損傷。2.傳統bioabsorbableanchors會有植入物斷裂或提早退化的問題。3.傳統使用含縫線錨釘線結的繁瑣操作以及縫合後殘留的線結可能會引起磨耗與組織反應問題。	37500	FBZ023869002	植入物的限制與使用的詳細說明均須詳細告知病人。本產品不可重複使用。
6188	思維拉克高剛性縫合帶縫合錨釘 SWIVELOCK SUTURE ANCHOR FIBERTAPE LOOP 4.75X19.1MMAS:ARTHREX AR-2324BCCTT	SWIVELOCK SUTURE ANCHOR FIBERTAPE LOOP 4.75X19.1MMAS:ARTHREX AR-2324BCCTT	本產品是用於將組織固定縫合至骨頭上的固定物，如肩旋轉袖斷裂修復與韌帶重建等，適用於腳、踝、膝、手、腕、肘、肩、髖。	深層或表面的感染、對植入的材料過敏或有其他的反應、部分患者可能對PLA材質過敏。	此產品材質是由聚乳酸Poly(L-Lactide)和/或polyetheretherketone(PEEK)組成，生物複合性材料為polylacticacid和tricalciumphosphate(TCP)組成，部分產品含有植體專用鈦合金製成之孔眼。	1.傳統治療方式容易造成伴發症，常見的併發症包含：盂肱關節滑膜炎、關節盂骨溶解，游離體和軟骨損傷。2.傳統bioabsorbableanchors會有植入物斷裂或提早退化的問題。3.傳統使用含縫線錨釘線結的繁瑣操作以及縫合後殘留的線結可能會引起磨耗與組織反應問題。	37500	FBZ023869002	植入物的限制與使用的詳細說明均須詳細告知病人。本產品不可重複使用。
6189	思維拉克高剛性縫合帶縫合錨釘 SWIVELOCK SUTURE ANCHOR FIBERTAPE LOOP 3.5X8.5MMAS:ARTHREX AR-8978P	SWIVELOCK SUTURE ANCHOR FIBERTAPE LOOP 3.5X8.5MMAS:ARTHREX AR-8978P	本產品是用於將組織固定縫合至骨頭上的固定物，如肩旋轉袖斷裂修復與韌帶重建等，適用於腳、踝、膝、手、腕、肘、肩、髖。	深層或表面的感染、對植入的材料過敏或有其他的反應、部分患者可能對PLA材質過敏。	此產品材質是由聚乳酸Poly(L-Lactide)和/或polyetheretherketone(PEEK)組成，生物複合性材料為polylacticacid和tricalciumphosphate(TCP)組成，部分產品含有植體專用鈦合金製成之孔眼。	1.傳統治療方式容易造成伴發症，常見的併發症包含：盂肱關節滑膜炎、關節盂骨溶解，游離體和軟骨損傷。2.傳統bioabsorbableanchors會有植入物斷裂或提早退化的問題。3.傳統使用含縫線錨釘線結的繁瑣操作以及縫合後殘留的線結可能會引起磨耗與組織反應問題。	37500	FBZ023869002	植入物的限制與使用的詳細說明均須詳細告知病人。本產品不可重複使用。
6190	思維拉克高剛性縫合帶縫合錨釘 SWIVELOCK SUTURE ANCHOR FIBERTAPE LOOP 3.5X13.5MMAS:ARTHREX AR-8979P	SWIVELOCK SUTURE ANCHOR FIBERTAPE LOOP 3.5X13.5MMAS:ARTHREX AR-8979P	本產品是用於將組織固定縫合至骨頭上的固定物，如肩旋轉袖斷裂修復與韌帶重建等，適用於腳、踝、膝、手、腕、肘、肩、髖。	深層或表面的感染、對植入的材料過敏或有其他的反應、部分患者可能對PLA材質過敏。	此產品材質是由聚乳酸Poly(L-Lactide)和/或polyetheretherketone(PEEK)組成，生物複合性材料為polylacticacid和tricalciumphosphate(TCP)組成，部分產品含有植體專用鈦合金製成之孔眼。	1.傳統治療方式容易造成伴發症，常見的併發症包含：盂肱關節滑膜炎、關節盂骨溶解，游離體和軟骨損傷。2.傳統bioabsorbableanchors會有植入物斷裂或提早退化的問題。3.傳統使用含縫線錨釘線結的繁瑣操作以及縫合後殘留的線結可能會引起磨耗與組織反應問題。	37500	FBZ023869002	植入物的限制與使用的詳細說明均須詳細告知病人。本產品不可重複使用。
6191	愛視坦小樑微導流支架系統 ISTENT TRABECULAR MICRO-BYPASS STENT SYSTEMAS:GLAUKOS GTS100L	ISTENT TRABECULAR MICRO-BYPASS STENT SYSTEMAS:GLAUKOS GTS100L	適合需要長期使用降眼壓藥物控制眼內壓之輕度至中度的青光眼病人，同時能搭配白內障手術進行。	無	適合需要長期使用降眼壓藥物控制眼內壓之輕度至中度的青光眼病人，同時能搭配白內障手術進行。	無	43750	FAZ026303001	無
6192	愛視坦小樑微導流支架系統 ISTENT TRABECULAR MICRO-BYPASS STENT SYSTEMAS:GLAUKOS GTS100R	ISTENT TRABECULAR MICRO-BYPASS STENT SYSTEMAS:GLAUKOS GTS100R	適合需要長期使用降眼壓藥物控制眼內壓之輕度至中度的青光眼病人，同時能搭配白內障手術進行。	無	適合需要長期使用降眼壓藥物控制眼內壓之輕度至中度的青光眼病人，同時能搭配白內障手術進行。	無	43750	FAZ026303001	無
6193	安距椎板成形術系統－骨板 SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-PLATE SINGLEBEND GAP 4MM AS:AESCULAP FG906T	SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-PLATE SINGLEBEND GAP 4MM AS:AESCULAP FG906T	本產品是用用於頸椎第3節(C3)到第7節(C7)單節的頸椎椎間盤退化性疾病，適應症包括：椎間盤退化、椎間盤突出、經內科治療無效之頸部椎間盤退化，合併神經功能不足之神經根病變。目前無類似健保給付產品。	因病人而異,可能產生關節疼痛，對運動耐受性降低,對植入物材質產生組織反應。	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	無健保品可比較	15840	FBZ026628001	務必遵守各項植入物組件之使用說明，執刀醫師須確實安全掌握既定手術技術，實務及概念，確保植入物為無菌狀態使用。
6194	安距椎板成形術系統－骨板 SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-PLATE SINGLEBEND GAP 6MM AS:AESCULAP FG907T	SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-PLATE SINGLEBEND GAP 6MM AS:AESCULAP FG907T	本系統適用於提供血管內主動脈覆膜支架移植物和原生動脈之間的固定和封合。本系統適用於血管內覆膜支架移植物已出現位移或滲漏或面臨此類併發症風險的病患，其必須增加徑向固定和/或封合才能重新獲得或維持適當的動脈瘤隔離。	因病人而異,可能產生關節疼痛，對運動耐受性降低,對植入物材質產生組織反應。	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	無健保品可比較	15840	FBZ026628001	務必遵守各項植入物組件之使用說明，執刀醫師須確實安全掌握既定手術技術，實務及概念，確保植入物為無菌狀態使用。

6195	安距椎板成形術系統 - 骨板 SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-PLATE SINGLEBEND GAP 8MM AS:AESCULAP FG908T	SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-PLATE SINGLEBEND GAP 8MM AS:AESCULAP FG908T	本系統適用於提供血管內主動脈覆膜支架移植物和原生動脈之間的固定和封合。本系統適用於血管內覆膜支架移植物已出現位移或滲漏或面臨此類併發症風險的病患，其必須增加徑向固定和/或封合才能重新獲得或維持適當的動脈瘤隔離。	因病人而異,可能產生關節疼痛，對運動耐受性降低,對植入物材質產生組織反應。	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	無健保品可比較	15840	FBZ026628001	務必遵守各項植入物組件之使用說明，執刀醫師須確實安全掌握既定手術技術，實務及概念，確保植入物為無菌狀態使用。
6196	安距椎板成形術系統 - 骨板 SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-PLATE SINGLEBEND GAP 10MM AS:AESCULAP FG909T	SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-PLATE SINGLEBEND GAP 10MM AS:AESCULAP FG909T	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	因病人而異,可能產生關節疼痛，對運動耐受性降低,對植入物材質產生組織反應。	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	無健保品可比較	15840	FBZ026628001	務必遵守各項植入物組件之使用說明，執刀醫師須確實安全掌握既定手術技術，實務及概念，確保植入物為無菌狀態使用。
6197	安距椎板成形術系統 - 骨板 SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-PLATE SINGLEBEND GAP 12MM AS:AESCULAP FG910T	SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-PLATE SINGLEBEND GAP 12MM AS:AESCULAP FG910T	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	因病人而異,可能產生關節疼痛，對運動耐受性降低,對植入物材質產生組織反應。	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	無健保品可比較	15840	FBZ026628001	務必遵守各項植入物組件之使用說明，執刀醫師須確實安全掌握既定手術技術，實務及概念，確保植入物為無菌狀態使用。
6198	安距椎板成形術系統 - 骨釘 SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-SCREW ？2.0MM,LENGTH 4MM AS:AESCULAP FG915T	SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-SCREW ？2.0MM,LENGTH 4MM AS:AESCULAP FG915T	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	因病人而異,可能產生關節疼痛，對運動耐受性降低,對植入物材質產生組織反應。	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	無健保品可比較	4225	FBZ026628002	務必遵守各項植入物組件之使用說明，執刀醫師須確實安全掌握既定手術技術，實務及概念，確保植入物為無菌狀態使用。
6199	安距椎板成形術系統 - 骨釘 SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-SCREW ？2.0MM,LENGTH 5MM AS:AESCULAP FG916T	SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-SCREW ？2.0MM,LENGTH 5MM AS:AESCULAP FG916T	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	因病人而異,可能產生關節疼痛，對運動耐受性降低,對植入物材質產生組織反應。	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	無健保品可比較	4225	FBZ026628002	務必遵守各項植入物組件之使用說明，執刀醫師須確實安全掌握既定手術技術，實務及概念，確保植入物為無菌狀態使用。
6200	安距椎板成形術系統 - 骨釘 SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-SCREW ？2.0MM,LENGTH 6MM AS:AESCULAP FG917T	SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-SCREW ？2.0MM,LENGTH 6MM AS:AESCULAP FG917T	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	因病人而異,可能產生關節疼痛，對運動耐受性降低,對植入物材質產生組織反應。	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	無健保品可比較	4225	FBZ026628002	務必遵守各項植入物組件之使用說明，執刀醫師須確實安全掌握既定手術技術，實務及概念，確保植入物為無菌狀態使用。
6201	安距椎板成形術系統 - 骨釘 SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-SCREW ？2.0MM,LENGTH 8MM AS:AESCULAP FG918T	SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-SCREW ？2.0MM,LENGTH 8MM AS:AESCULAP FG918T	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	因病人而異,可能產生關節疼痛，對運動耐受性降低,對植入物材質產生組織反應。	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	無健保品可比較	4225	FBZ026628002	務必遵守各項植入物組件之使用說明，執刀醫師須確實安全掌握既定手術技術，實務及概念，確保植入物為無菌狀態使用。
6202	安距椎板成形術系統 - 骨釘 SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-SCREW ？2.0MM,LENGTH 10MM AS:AESCULAP FG919T	SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-SCREW ？2.0MM,LENGTH 10MM AS:AESCULAP FG919T	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	因病人而異,可能產生關節疼痛，對運動耐受性降低,對植入物材質產生組織反應。	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	無健保品可比較	4225	FBZ026628002	務必遵守各項植入物組件之使用說明，執刀醫師須確實安全掌握既定手術技術，實務及概念，確保植入物為無菌狀態使用。
6203	安距椎板成形術系統 - 骨釘 SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-SCREW ？2.0MM,LENGTH 12MM AS:AESCULAP FG920T	SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-SCREW ？2.0MM,LENGTH 12MM AS:AESCULAP FG920T	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	因病人而異,可能產生關節疼痛，對運動耐受性降低,對植入物材質產生組織反應。	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	無健保品可比較	4225	FBZ026628002	務必遵守各項植入物組件之使用說明，執刀醫師須確實安全掌握既定手術技術，實務及概念，確保植入物為無菌狀態使用。
6204	安距椎板成形術系統 - 骨釘 SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-SCREW ALLOGRAFT SCREW AS:AESCULAP FG923T	SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-SCREW ALLOGRAFT SCREW AS:AESCULAP FG923T	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	因病人而異,可能產生關節疼痛，對運動耐受性降低,對植入物材質產生組織反應。	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	無健保品可比較	4225	FBZ026628002	務必遵守各項植入物組件之使用說明，執刀醫師須確實安全掌握既定手術技術，實務及概念，確保植入物為無菌狀態使用。
6205	安距椎板成形術系統 - 骨釘 SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-SCREW ？2.4MM,LENGTH 5MM AS:AESCULAP FG925T	SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-SCREW ？2.4MM,LENGTH 5MM AS:AESCULAP FG925T	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	因病人而異,可能產生關節疼痛，對運動耐受性降低,對植入物材質產生組織反應。	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	無健保品可比較	4225	FBZ026628002	務必遵守各項植入物組件之使用說明，執刀醫師須確實安全掌握既定手術技術，實務及概念，確保植入物為無菌狀態使用。
6206	安距椎板成形術系統 - 骨釘 SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-SCREW ？2.4MM,LENGTH 6MM AS:AESCULAP FG926T	SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-SCREW ？2.4MM,LENGTH 6MM AS:AESCULAP FG926T	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	因病人而異,可能產生關節疼痛，對運動耐受性降低,對植入物材質產生組織反應。	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	無健保品可比較	4225	FBZ026628002	務必遵守各項植入物組件之使用說明，執刀醫師須確實安全掌握既定手術技術，實務及概念，確保植入物為無菌狀態使用。
6207	安距椎板成形術系統 - 骨釘 SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-SCREW ？2.4MM,LENGTH 7MM AS:AESCULAP FG927T	SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-SCREW ？2.4MM,LENGTH 7MM AS:AESCULAP FG927T	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	因病人而異,可能產生關節疼痛，對運動耐受性降低,對植入物材質產生組織反應。	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	無健保品可比較	4225	FBZ026628002	務必遵守各項植入物組件之使用說明，執刀醫師須確實安全掌握既定手術技術，實務及概念，確保植入物為無菌狀態使用。
6208	安距椎板成形術系統 - 骨釘 SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-SCREW ？2.4MM,LENGTH 9MM AS:AESCULAP FG928T	SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-SCREW ？2.4MM,LENGTH 9MM AS:AESCULAP FG928T	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	因病人而異,可能產生關節疼痛，對運動耐受性降低,對植入物材質產生組織反應。	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	無健保品可比較	4225	FBZ026628002	務必遵守各項植入物組件之使用說明，執刀醫師須確實安全掌握既定手術技術，實務及概念，確保植入物為無菌狀態使用。
6209	安距椎板成形術系統 - 骨釘 SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-SCREW ？2.4MM,LENGTH 11MM AS:AESCULAP FG929T	SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-SCREW ？2.4MM,LENGTH 11MM AS:AESCULAP FG929T	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	因病人而異,可能產生關節疼痛，對運動耐受性降低,對植入物材質產生組織反應。	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	無健保品可比較	4225	FBZ026628002	務必遵守各項植入物組件之使用說明，執刀醫師須確實安全掌握既定手術技術，實務及概念，確保植入物為無菌狀態使用。
6210	安距椎板成形術系統 - 骨釘 SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-SCREW ？2.4MM,LENGTH 13MM AS:AESCULAP FG930T	SECURESPAN LAMINOPLASTY SYSTEM-SCREW ？2.4MM,LENGTH 13MM AS:AESCULAP FG930T	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	因病人而異,可能產生關節疼痛，對運動耐受性降低,對植入物材質產生組織反應。	用於頸椎及胸椎C3~T3椎板成型術之後，目的為穩定骨塊於正確位置,避免骨塊脫出及擠壓脊椎。	無健保品可比較	4225	FBZ026628002	務必遵守各項植入物組件之使用說明，執刀醫師須確實安全掌握既定手術技術，實務及概念，確保植入物為無菌狀態使用。
6211	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMRIGHT 6 HOLES 117MM AS:SYNTHES 02.127.220	VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMRIGHT 6 HOLES 117MM AS:SYNTHES 02.127.220	結合多角度鎖定技術與傳統接骨板技術，多角度鎖定螺釘可以針對骨質疏鬆或是需用機式固定技術的多片段骨折，提供固定的成角，以達較佳的治療效果，也可以彈性在固定螺釘之前選擇鎖定的角度。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷。2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。3.產合遲緩肇因於血液循環系統障礙。4.植入物而引起的疼痛。	1.具有微創瞄準臂。 2.不會造成外骨膜壓迫影響血液供應。 3.可變角度避免假體碰撞。 4.可以實現微創植入鎖定螺釘 5.骨板解剖設計更服貼亞洲人。	目前無同等健保品可使用	88000	FBZ029721001	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6212	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMLEFT 6 HOLES 117MM AS:SYNTHES 02.127.221	VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMLEFT 6 HOLES 117MM AS:SYNTHES 02.127.221	結合多角度鎖定技術與傳統接骨板技術，多角度鎖定螺釘可以針對骨質疏鬆或是需用機式固定技術的多片段骨折，提供固定的成角，以達較佳的治療效果，也可以彈性在固定螺釘之前選擇鎖定的角度。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷。2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。3.產合遲緩肇因於血液循環系統障礙。4.植入物而引起的疼痛。	1.具有微創瞄準臂。 2.不會造成外骨膜壓迫影響血液供應。 3.可變角度避免假體碰撞。 4.可以實現微創植入鎖定螺釘 5.骨板解剖設計更服貼亞洲人。	目前無同等健保品可使用	88000	FBZ029721001	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6213	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMRIGHT 8 HOLES 147MM AS:SYNTHES 02.127.230	VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMRIGHT 8 HOLES 147MM AS:SYNTHES 02.127.230	結合多角度鎖定技術與傳統接骨板技術，多角度鎖定螺釘可以針對骨質疏鬆或是需用機式固定技術的多片段骨折，提供固定的成角，以達較佳的治療效果，也可以彈性在固定螺釘之前選擇鎖定的角度。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷。2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。3.產合遲緩肇因於血液循環系統障礙。4.植入物而引起的疼痛。	1.具有微創瞄準臂。 2.不會造成外骨膜壓迫影響血液供應。 3.可變角度避免假體碰撞。 4.可以實現微創植入鎖定螺釘 5.骨板解剖設計更服貼亞洲人。	目前無同等健保品可使用	88000	FBZ029721001	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6214	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMLEFT 8 HOLES 147MM AS:SYNTHES 02.127.231	VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMLEFT 8 HOLES 147MM AS:SYNTHES 02.127.231	結合多角度鎖定技術與傳統接骨板技術，多角度鎖定螺釘可以針對骨質疏鬆或是需用機式固定技術的多片段骨折，提供固定的成角，以達較佳的治療效果，也可以彈性在固定螺釘之前選擇鎖定的角度。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷。2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。3.產合遲緩肇因於血液循環系統障礙。4.植入物而引起的疼痛。	1.具有微創瞄準臂。 2.不會造成外骨膜壓迫影響血液供應。 3.可變角度避免假體碰撞。 4.可以實現微創植入鎖定螺釘 5.骨板解剖設計更服貼亞洲人。	目前無同等健保品可使用	88000	FBZ029721001	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6215	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMRIGHT 10 HOLES 177MM AS:SYNTHES 02.127.240	VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMRIGHT 10 HOLES 177MM AS:SYNTHES 02.127.240	結合多角度鎖定技術與傳統接骨板技術，多角度鎖定螺釘可以針對骨質疏鬆或是需用機式固定技術的多片段骨折，提供固定的成角，以達較佳的治療效果，也可以彈性在固定螺釘之前選擇鎖定的角度。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷。2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。3.產合遲緩肇因於血液循環系統障礙。4.植入物而引起的疼痛。	1.具有微創瞄準臂。 2.不會造成外骨膜壓迫影響血液供應。 3.可變角度避免假體碰撞。 4.可以實現微創植入鎖定螺釘 5.骨板解剖設計更服貼亞洲人。	目前無同等健保品可使用	88000	FBZ029721001	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。

6216	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMLEFT 10 HOLES 177MM AS:SYNTHES 02.127.241	VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMLEFT 10 HOLES 177MM AS:SYNTHES 02.127.241	結合多角度鎖定技術與傳統接骨板技術，多角度鎖定螺釘可以針對骨質疏鬆或是需用機式固定技術的多片段骨折，提供固定的成角，以達較佳的治療效果，也可以彈性在固定螺釘之前選擇鎖定的角度。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷，2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙，4.植入物而引起的疼痛。	1.具有微創瞄準臂，2.不會造成外骨膜壓迫影響血液供應，3.可變角度避免假體碰撞，4.可以實現微創植入鎖定螺釘 5.骨板解剖設計更服貼亞洲人。	目前無同等健保品可使用	88000	FBZ029721001	正確的使用植入物是非常的重要，當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心，改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6217	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMRIGHT 12 HOLES 207MM AS:SYNTHES 02.127.250	VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMRIGHT 12 HOLES 207MM AS:SYNTHES 02.127.250	結合多角度鎖定技術與傳統接骨板技術，多角度鎖定螺釘可以針對骨質疏鬆或是需用機式固定技術的多片段骨折，提供固定的成角，以達較佳的治療效果，也可以彈性在固定螺釘之前選擇鎖定的角度。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷，2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙，4.植入物而引起的疼痛。	1.具有微創瞄準臂，2.不會造成外骨膜壓迫影響血液供應，3.可變角度避免假體碰撞，4.可以實現微創植入鎖定螺釘 5.骨板解剖設計更服貼亞洲人。	目前無同等健保品可使用	88000	FBZ029721001	正確的使用植入物是非常的重要，當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心，改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6218	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMLEFT 12 HOLES 207MM AS:SYNTHES 02.127.251	VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMLEFT 12 HOLES 207MM AS:SYNTHES 02.127.251	結合多角度鎖定技術與傳統接骨板技術，多角度鎖定螺釘可以針對骨質疏鬆或是需用機式固定技術的多片段骨折，提供固定的成角，以達較佳的治療效果，也可以彈性在固定螺釘之前選擇鎖定的角度。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷，2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙，4.植入物而引起的疼痛。	1.具有微創瞄準臂，2.不會造成外骨膜壓迫影響血液供應，3.可變角度避免假體碰撞，4.可以實現微創植入鎖定螺釘 5.骨板解剖設計更服貼亞洲人。	目前無同等健保品可使用	88000	FBZ029721001	正確的使用植入物是非常的重要，當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心，改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6219	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMRIGHT 14 HOLES 237MM AS:SYNTHES 02.127.260	VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMRIGHT 14 HOLES 237MM AS:SYNTHES 02.127.260	結合多角度鎖定技術與傳統接骨板技術，多角度鎖定螺釘可以針對骨質疏鬆或是需用機式固定技術的多片段骨折，提供固定的成角，以達較佳的治療效果，也可以彈性在固定螺釘之前選擇鎖定的角度。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷，2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙，4.植入物而引起的疼痛。	1.具有微創瞄準臂，2.不會造成外骨膜壓迫影響血液供應，3.可變角度避免假體碰撞，4.可以實現微創植入鎖定螺釘 5.骨板解剖設計更服貼亞洲人。	目前無同等健保品可使用	88000	FBZ029721001	正確的使用植入物是非常的重要，當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心，改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6220	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMLEFT 14 HOLES 237MM AS:SYNTHES 02.127.261	VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. SMALL BEND 3.5MMLEFT 14 HOLES 237MM AS:SYNTHES 02.127.261	結合多角度鎖定技術與傳統接骨板技術，多角度鎖定螺釘可以針對骨質疏鬆或是需用機式固定技術的多片段骨折，提供固定的成角，以達較佳的治療效果，也可以彈性在固定螺釘之前選擇鎖定的角度。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷，2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙，4.植入物而引起的疼痛。	1.具有微創瞄準臂，2.不會造成外骨膜壓迫影響血液供應，3.可變角度避免假體碰撞，4.可以實現微創植入鎖定螺釘 5.骨板解剖設計更服貼亞洲人。	目前無同等健保品可使用	88000	FBZ029721001	正確的使用植入物是非常的重要，當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心，改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6221	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. LARGE BEND 3.5MMRIGHT 6 HOLES 117MM AS:SYNTHES 02.127.320	VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. LARGE BEND 3.5MMRIGHT 6 HOLES 117MM AS:SYNTHES 02.127.320	結合多角度鎖定技術與傳統接骨板技術，多角度鎖定螺釘可以針對骨質疏鬆或是需用機式固定技術的多片段骨折，提供固定的成角，以達較佳的治療效果，也可以彈性在固定螺釘之前選擇鎖定的角度。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷，2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙，4.植入物而引起的疼痛。	1.具有微創瞄準臂，2.不會造成外骨膜壓迫影響血液供應，3.可變角度避免假體碰撞，4.可以實現微創植入鎖定螺釘 5.骨板解剖設計更服貼亞洲人。	目前無同等健保品可使用	88000	FBZ029721001	正確的使用植入物是非常的重要，當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心，改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6222	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. LARGE BEND 3.5MMLEFT 6 HOLES 117MM AS:SYNTHES 02.127.321	VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. LARGE BEND 3.5MMLEFT 6 HOLES 117MM AS:SYNTHES 02.127.321	結合多角度鎖定技術與傳統接骨板技術，多角度鎖定螺釘可以針對骨質疏鬆或是需用機式固定技術的多片段骨折，提供固定的成角，以達較佳的治療效果，也可以彈性在固定螺釘之前選擇鎖定的角度。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷，2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙，4.植入物而引起的疼痛。	1.具有微創瞄準臂，2.不會造成外骨膜壓迫影響血液供應，3.可變角度避免假體碰撞，4.可以實現微創植入鎖定螺釘 5.骨板解剖設計更服貼亞洲人。	目前無同等健保品可使用	88000	FBZ029721001	正確的使用植入物是非常的重要，當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心，改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6223	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. LARGE BEND 3.5MMRIGHT 8 HOLES 147MM AS:SYNTHES 02.127.330	VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. LARGE BEND 3.5MMRIGHT 8 HOLES 147MM AS:SYNTHES 02.127.330	結合多角度鎖定技術與傳統接骨板技術，多角度鎖定螺釘可以針對骨質疏鬆或是需用機式固定技術的多片段骨折，提供固定的成角，以達較佳的治療效果，也可以彈性在固定螺釘之前選擇鎖定的角度。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷，2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙，4.植入物而引起的疼痛。	1.具有微創瞄準臂，2.不會造成外骨膜壓迫影響血液供應，3.可變角度避免假體碰撞，4.可以實現微創植入鎖定螺釘 5.骨板解剖設計更服貼亞洲人。	目前無同等健保品可使用	88000	FBZ029721001	正確的使用植入物是非常的重要，當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心，改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6224	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. LARGE BEND 3.5MMLEFT 8 HOLES 147MM AS:SYNTHES 02.127.331	VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. LARGE BEND 3.5MMLEFT 8 HOLES 147MM AS:SYNTHES 02.127.331	結合多角度鎖定技術與傳統接骨板技術，多角度鎖定螺釘可以針對骨質疏鬆或是需用機式固定技術的多片段骨折，提供固定的成角，以達較佳的治療效果，也可以彈性在固定螺釘之前選擇鎖定的角度。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷，2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙，4.植入物而引起的疼痛。	1.具有微創瞄準臂，2.不會造成外骨膜壓迫影響血液供應，3.可變角度避免假體碰撞，4.可以實現微創植入鎖定螺釘 5.骨板解剖設計更服貼亞洲人。	目前無同等健保品可使用	88000	FBZ029721001	正確的使用植入物是非常的重要，當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心，改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6225	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. LARGE BEND 3.5MMRIGHT 10 HOLES 177MM AS:SYNTHES 02.127.340	VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. LARGE BEND 3.5MMRIGHT 10 HOLES 177MM AS:SYNTHES 02.127.340	結合多角度鎖定技術與傳統接骨板技術，多角度鎖定螺釘可以針對骨質疏鬆或是需用機式固定技術的多片段骨折，提供固定的成角，以達較佳的治療效果，也可以彈性在固定螺釘之前選擇鎖定的角度。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷，2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙，4.植入物而引起的疼痛。	1.具有微創瞄準臂，2.不會造成外骨膜壓迫影響血液供應，3.可變角度避免假體碰撞，4.可以實現微創植入鎖定螺釘 5.骨板解剖設計更服貼亞洲人。	目前無同等健保品可使用	88000	FBZ029721001	正確的使用植入物是非常的重要，當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心，改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6226	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. LARGE BEND 3.5MMLEFT 10 HOLES 177MM AS:SYNTHES 02.127.341	VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. LARGE BEND 3.5MMLEFT 10 HOLES 177MM AS:SYNTHES 02.127.341	結合多角度鎖定技術與傳統接骨板技術，多角度鎖定螺釘可以針對骨質疏鬆或是需用機式固定技術的多片段骨折，提供固定的成角，以達較佳的治療效果，也可以彈性在固定螺釘之前選擇鎖定的角度。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷，2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙，4.植入物而引起的疼痛。	1.具有微創瞄準臂，2.不會造成外骨膜壓迫影響血液供應，3.可變角度避免假體碰撞，4.可以實現微創植入鎖定螺釘 5.骨板解剖設計更服貼亞洲人。	目前無同等健保品可使用	88000	FBZ029721001	正確的使用植入物是非常的重要，當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心，改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6227	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. LARGE BEND 3.5MMRIGHT 12 HOLES 207MM AS:SYNTHES 02.127.350	VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. LARGE BEND 3.5MMRIGHT 12 HOLES 207MM AS:SYNTHES 02.127.350	結合多角度鎖定技術與傳統接骨板技術，多角度鎖定螺釘可以針對骨質疏鬆或是需用機式固定技術的多片段骨折，提供固定的成角，以達較佳的治療效果，也可以彈性在固定螺釘之前選擇鎖定的角度。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷，2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙，4.植入物而引起的疼痛。	1.具有微創瞄準臂，2.不會造成外骨膜壓迫影響血液供應，3.可變角度避免假體碰撞，4.可以實現微創植入鎖定螺釘 5.骨板解剖設計更服貼亞洲人。	目前無同等健保品可使用	88000	FBZ029721001	正確的使用植入物是非常的重要，當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心，改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6228	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. LARGE BEND 3.5MMLEFT 12 HOLES 207MM AS:SYNTHES 02.127.351	VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. LARGE BEND 3.5MMLEFT 12 HOLES 207MM AS:SYNTHES 02.127.351	結合多角度鎖定技術與傳統接骨板技術，多角度鎖定螺釘可以針對骨質疏鬆或是需用機式固定技術的多片段骨折，提供固定的成角，以達較佳的治療效果，也可以彈性在固定螺釘之前選擇鎖定的角度。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷，2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙，4.植入物而引起的疼痛。	1.具有微創瞄準臂，2.不會造成外骨膜壓迫影響血液供應，3.可變角度避免假體碰撞，4.可以實現微創植入鎖定螺釘 5.骨板解剖設計更服貼亞洲人。	目前無同等健保品可使用	88000	FBZ029721001	正確的使用植入物是非常的重要，當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心，改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6229	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. LARGE BEND 3.5MMRIGHT 14 HOLES 237MM AS:SYNTHES 02.127.360	VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. LARGE BEND 3.5MMRIGHT 14 HOLES 237MM AS:SYNTHES 02.127.360	結合多角度鎖定技術與傳統接骨板技術，多角度鎖定螺釘可以針對骨質疏鬆或是需用機式固定技術的多片段骨折，提供固定的成角，以達較佳的治療效果，也可以彈性在固定螺釘之前選擇鎖定的角度。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷，2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙，4.植入物而引起的疼痛。	1.具有微創瞄準臂，2.不會造成外骨膜壓迫影響血液供應，3.可變角度避免假體碰撞，4.可以實現微創植入鎖定螺釘 5.骨板解剖設計更服貼亞洲人。	目前無同等健保品可使用	88000	FBZ029721001	正確的使用植入物是非常的重要，當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心，改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6230	多角度鎖定加壓脛骨近端骨板 VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. LARGE BEND 3.5MMLEFT 14 HOLES 237MM AS:SYNTHES 02.127.361	VAP-LCP PROXIMAL TIBIAL PLATES. LARGE BEND 3.5MMLEFT 14 HOLES 237MM AS:SYNTHES 02.127.361	結合多角度鎖定技術與傳統接骨板技術，多角度鎖定螺釘可以針對骨質疏鬆或是需用機式固定技術的多片段骨折，提供固定的成角，以達較佳的治療效果，也可以彈性在固定螺釘之前選擇鎖定的角度。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷，2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質，3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙，4.植入物而引起的疼痛。	1.具有微創瞄準臂，2.不會造成外骨膜壓迫影響血液供應，3.可變角度避免假體碰撞，4.可以實現微創植入鎖定螺釘 5.骨板解剖設計更服貼亞洲人。	目前無同等健保品可使用	88000	FBZ029721001	正確的使用植入物是非常的重要，當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心，改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6231	史耐輝肱骨髓內釘8/7MM*16CM HUMERAL NAIL 8/7MM*16CM AS:SMITH&NEPHEW71770816	HUMERAL NAIL 8/7MM*16CM AS:SMITH&NEPHEW71770816	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew肱骨髓內釘固定功能可提供植入人體的最佳穩定度。	異物感疼痛感	解剖型髓內釘，完整的固定骨折使關節可及早恢復活動。	更穩定的固定骨折處	85000	FBZ022213007	術後保護患肢預防感染
6232	史耐輝肱骨髓內釘8/7MM*22CM HUMERAL LONG NAIL 8/7MM*22CM AS:SMITH&NEPHEW71770822	HUMERAL LONG NAIL 8/7MM*22CM AS:SMITH&NEPHEW71770822	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew肱骨髓內釘固定功能可提供植入人體的最佳穩定度。	異物感疼痛感	解剖型髓內釘，完整的固定骨折使關節可及早恢復活動。	更穩定的固定骨折處	85000	FBZ022213007	術後保護患肢預防感染

6233	史耐輝肱骨髓內釘8/7MM*26CM HUMERAL LONG NAIL 8/7MM*26CM AS:SMITH&NEPHEW71770826	HUMERAL LONG NAIL 8/7MM*26CM AS:SMITH&NEPHEW71770826	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew肱骨髓內釘固定功能可提供植入人體的最佳穩定度。	異物感疼痛感	解剖型髓內釘，完整的固定骨折使關節可及早恢復活動。	更穩定的固定骨折處	85000	FBZ022213007	術後保護患肢預防感染
6234	史耐輝肱骨髓內釘9/7.5MM*18CM HUMERAL LONG NAIL 9/7.5MM*18CM AS:SMITH&NEPHEW71770918	HUMERAL LONG NAIL 9/7.5MM*18CM AS:SMITH&NEPHEW71770918	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew肱骨髓內釘固定功能可提供植入人體的最佳穩定度。	異物感疼痛感	解剖型髓內釘，完整的固定骨折使關節可及早恢復活動。	更穩定的固定骨折處	85000	FBZ022213007	術後保護患肢預防感染
6235	史耐輝肱骨髓內釘9/7.5MM*22CM HUMERAL LONG NAIL 9/7.5MM*22CM AS:SMITH&NEPHEW71770922	HUMERAL LONG NAIL 9/7.5MM*22CM AS:SMITH&NEPHEW71770922	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew肱骨髓內釘固定功能可提供植入人體的最佳穩定度。	異物感疼痛感	解剖型髓內釘，完整的固定骨折使關節可及早恢復活動。	更穩定的固定骨折處	85000	FBZ022213007	術後保護患肢預防感染
6236	史耐輝肱骨髓內釘9/7.5MM*24CM HUMERAL LONG NAIL 9/7.5MM*24CM AS:SMITH&NEPHEW71770924	HUMERAL LONG NAIL 9/7.5MM*24CM AS:SMITH&NEPHEW71770924	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew肱骨髓內釘固定功能可提供植入人體的最佳穩定度。	異物感疼痛感	解剖型髓內釘，完整的固定骨折使關節可及早恢復活動。	更穩定的固定骨折處	85000	FBZ022213007	術後保護患肢預防感染
6237	史耐輝肱骨髓內釘9/7.5MM*26CM HUMERAL LONG NAIL 9/7.5MM*26CM AS:SMITH&NEPHEW71770926	HUMERAL LONG NAIL 9/7.5MM*26CM AS:SMITH&NEPHEW71770926	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew肱骨髓內釘固定功能可提供植入人體的最佳穩定度。	異物感疼痛感	解剖型髓內釘，完整的固定骨折使關節可及早恢復活動。	更穩定的固定骨折處	85000	FBZ022213007	術後保護患肢預防感染
6238	史耐輝肱骨髓內釘10/8.5MM*18CM HUMERAL LONG NAIL10/8.5MM*18CM AS:SMITH&NEPHEW71771018	HUMERAL LONG NAIL10/8.5MM*18CM AS:SMITH&NEPHEW71771018	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew肱骨髓內釘固定功能可提供植入人體的最佳穩定度。	異物感疼痛感	解剖型髓內釘，完整的固定骨折使關節可及早恢復活動。	更穩定的固定骨折處	85000	FBZ022213007	術後保護患肢預防感染
6239	史耐輝肱骨髓內釘10/8.5MM*22CM HUMERAL LONG NAIL10/8.5MM*22CM AS:SMITH&NEPHEW71771022	HUMERAL LONG NAIL10/8.5MM*22CM AS:SMITH&NEPHEW71771022	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew肱骨髓內釘固定功能可提供植入人體的最佳穩定度。	異物感疼痛感	解剖型髓內釘，完整的固定骨折使關節可及早恢復活動。	更穩定的固定骨折處	85000	FBZ022213007	術後保護患肢預防感染
6240	史耐輝肱骨髓內釘10/8.5MM*26CM HUMERAL LONG NAIL10/8.5MM*26CM AS:SMITH&NEPHEW71771026	HUMERAL LONG NAIL10/8.5MM*26CM AS:SMITH&NEPHEW71771026	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew肱骨髓內釘固定功能可提供植入人體的最佳穩定度。	異物感疼痛感	解剖型髓內釘，完整的固定骨折使關節可及早恢復活動。	更穩定的固定骨折處	85000	FBZ022213007	術後保護患肢預防感染
6241	史耐輝肱骨髓內釘10/8.5MM*30CM HUMERAL LONG NAIL10/8.5MM*30CM AS:SMITH&NEPHEW71771030	HUMERAL LONG NAIL10/8.5MM*30CM AS:SMITH&NEPHEW71771030	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew肱骨髓內釘固定功能可提供植入人體的最佳穩定度。	異物感疼痛感	解剖型髓內釘，完整的固定骨折使關節可及早恢復活動。	更穩定的固定骨折處	85000	FBZ022213007	術後保護患肢預防感染
6242	史耐輝肱骨髓內釘8/7MM*20CM HUMERAL LONG NAIL 8/7MM*20CM AS:SMITH&NEPHEW71770820	HUMERAL LONG NAIL 8/7MM*20CM AS:SMITH&NEPHEW71770820	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew肱骨髓內釘固定功能可提供植入人體的最佳穩定度。	異物感疼痛感	解剖型髓內釘，完整的固定骨折使關節可及早恢復活動。	更穩定的固定骨折處	85000	FBZ022213007	術後保護患肢預防感染
6243	史耐輝肱骨髓內釘8/7MM*24CM HUMERAL LONG NAIL 8/7MM*24CM AS:SMITH&NEPHEW71770824	HUMERAL LONG NAIL 8/7MM*24CM AS:SMITH&NEPHEW71770824	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew肱骨髓內釘固定功能可提供植入人體的最佳穩定度。	異物感疼痛感	解剖型髓內釘，完整的固定骨折使關節可及早恢復活動。	更穩定的固定骨折處	85000	FBZ022213007	術後保護患肢預防感染
6244	史耐輝肱骨髓內釘8/7MM*28CM HUMERAL LONG NAIL 8/7MM*28CM AS:SMITH&NEPHEW71770828	HUMERAL LONG NAIL 8/7MM*28CM AS:SMITH&NEPHEW71770828	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew肱骨髓內釘固定功能可提供植入人體的最佳穩定度。	異物感疼痛感	解剖型髓內釘，完整的固定骨折使關節可及早恢復活動。	更穩定的固定骨折處	85000	FBZ022213007	術後保護患肢預防感染
6245	史耐輝肱骨髓內釘9/7.5MM*20CM HUMERAL LONG NAIL 9/7.5MM*20CM AS:SMITH&NEPHEW71770920	HUMERAL LONG NAIL 9/7.5MM*20CM AS:SMITH&NEPHEW71770920	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew肱骨髓內釘固定功能可提供植入人體的最佳穩定度。	異物感疼痛感	解剖型髓內釘，完整的固定骨折使關節可及早恢復活動。	更穩定的固定骨折處	85000	FBZ022213007	術後保護患肢預防感染
6246	史耐輝肱骨髓內釘9/7.5MM*28CM HUMERAL LONG NAIL 9/7.5MM*28CM AS:SMITH&NEPHEW71770928	HUMERAL LONG NAIL 9/7.5MM*28CM AS:SMITH&NEPHEW71770928	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew肱骨髓內釘固定功能可提供植入人體的最佳穩定度。	異物感疼痛感	解剖型髓內釘，完整的固定骨折使關節可及早恢復活動。	更穩定的固定骨折處	85000	FBZ022213007	術後保護患肢預防感染
6247	史耐輝肱骨髓內釘10/8.5MM*20CM HUMERAL LONG NAIL10/8.5MM*20CM AS:SMITH&NEPHEW71771020	HUMERAL LONG NAIL10/8.5MM*20CM AS:SMITH&NEPHEW71771020	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew肱骨髓內釘固定功能可提供植入人體的最佳穩定度。	異物感疼痛感	解剖型髓內釘，完整的固定骨折使關節可及早恢復活動。	更穩定的固定骨折處	85000	FBZ022213007	術後保護患肢預防感染
6248	史耐輝肱骨髓內釘10/8.5MM*24CM HUMERAL LONG NAIL10/8.5MM*24CM AS:SMITH&NEPHEW71771024	HUMERAL LONG NAIL10/8.5MM*24CM AS:SMITH&NEPHEW71771024	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew肱骨髓內釘固定功能可提供植入人體的最佳穩定度。	異物感疼痛感	解剖型髓內釘，完整的固定骨折使關節可及早恢復活動。	更穩定的固定骨折處	85000	FBZ022213007	術後保護患肢預防感染
6249	史耐輝肱骨髓內釘10/8.5MM*28CM HUMERAL LONG NAIL10/8.5MM*28CM AS:SMITH&NEPHEW71771028	HUMERAL LONG NAIL10/8.5MM*28CM AS:SMITH&NEPHEW71771028	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew肱骨髓內釘固定功能可提供植入人體的最佳穩定度。	異物感疼痛感	解剖型髓內釘，完整的固定骨折使關節可及早恢復活動。	更穩定的固定骨折處	85000	FBZ022213007	術後保護患肢預防感染
6250	鎖骨鈎遠端鎖定骨板 右 CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE RIGHT 3HX70MMAS:APLUS 0003-0201-03	CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE RIGHT 3HX70MMAS:APLUS 0003-0201-03	1.材質不同。2.固定骨折方式不同。	1.傷口感染 。2.神經與血管損傷。3.骨折遲延癒合或不癒合。4.再骨折。5.植入物破壞。	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V。2.與骨頭的相容性較佳。3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)。	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	46150	FBZ003129039	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6251	鎖骨鈎遠端鎖定骨板 左 OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCKING PLATE LEFT 3HX70MMAS:APLUS 0003-0200-03	OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCKING PLATE LEFT 3HX70MMAS:APLUS 0003-0200-03	1.材質不同。2.固定骨折方式不同。	1.傷口感染 。2.神經與血管損傷。3.骨折遲延癒合或不癒合。4.再骨折。5.植入物破壞。	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V。2.與骨頭的相容性較佳。3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)。	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	46150	FBZ003129039	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6252	鎖骨鈎遠端鎖定骨板 左 CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE LEFT 4HX82MMAS:APLUS 0003-0200-04	CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE LEFT 4HX82MMAS:APLUS 0003-0200-04	1.材質不同。2.固定骨折方式不同。	1.傷口感染 。2.神經與血管損傷。3.骨折遲延癒合或不癒合。4.再骨折。5.植入物破壞。	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V。2.與骨頭的相容性較佳。3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)。	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	46150	FBZ003129039	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6253	鎖骨鈎遠端鎖定骨板 右 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE RIGHT 4HX82MMAS:APLUS 0003-0201-04	DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE RIGHT 4HX82MMAS:APLUS 0003-0201-04	1.材質不同。2.固定骨折方式不同。	1.傷口感染 。2.神經與血管損傷。3.骨折遲延癒合或不癒合。4.再骨折。5.植入物破壞。	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V。2.與骨頭的相容性較佳。3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)。	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	46150	FBZ003129039	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6254	鎖骨鈎遠端鎖定骨板 左 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE LEFT 5HX93MMAS:APLUS 0003-0200-05	DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE LEFT 5HX93MMAS:APLUS 0003-0200-05	1.材質不同。2.固定骨折方式不同。	1.傷口感染 。2.神經與血管損傷。3.骨折遲延癒合或不癒合。4.再骨折。5.植入物破壞。	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V。2.與骨頭的相容性較佳。3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)。	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	46150	FBZ003129039	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6255	鎖骨鈎遠端鎖定骨板 右 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE RIGHT 5HX93MMAS:APLUS 0003-0201-05	DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE RIGHT 5HX93MMAS:APLUS 0003-0201-05	1.材質不同。2.固定骨折方式不同。	1.傷口感染 。2.神經與血管損傷。3.骨折遲延癒合或不癒合。4.再骨折。5.植入物破壞。	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V。2.與骨頭的相容性較佳。3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)。	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	46150	FBZ003129039	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6256	鎖骨鈎遠端鎖定骨板 左 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE LEFT 6HX104MMAS:APLUS 0003-0200-06	DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE LEFT 6HX104MMAS:APLUS 0003-0200-06	1.材質不同。2.固定骨折方式不同。	1.傷口感染 。2.神經與血管損傷。3.骨折遲延癒合或不癒合。4.再骨折。5.植入物破壞。	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V。2.與骨頭的相容性較佳。3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)。	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	46150	FBZ003129039	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6257	鎖骨鈎遠端鎖定骨板 右 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE RIGHT 6HX104MMAS:APLUS 0003-0201-06	DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE RIGHT 6HX104MMAS:APLUS 0003-0201-06	1.材質不同。2.固定骨折方式不同。	1.傷口感染 。2.神經與血管損傷。3.骨折遲延癒合或不癒合。4.再骨折。5.植入物破壞。	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V。2.與骨頭的相容性較佳。3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)。	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	46150	FBZ003129039	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同

6258	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 左 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE LEFT 3HX70MMAS:APLUS 0003-0300-03	DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE LEFT 3HX70MMAS:APLUS 0003-0300-03	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	46150	FBZ003129039	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6259	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 右 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE RIGHT 3HX70MMAS:APLUS 0003-0301-03	DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE RIGHT 3HX70MMAS:APLUS 0003-0301-03	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	46150	FBZ003129039	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6260	肱骨突切扣式鬱關節鎖定骨板 左 OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCKING PLATE LEFT 12HX186MMAS:APLUS 0316-0100-12	OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCKING PLATE LEFT 12HX186MMAS:APLUS 0316-0100-12	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	69000	FBZ003129019	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6261	肱骨突切扣式鬱關節鎖定骨板 左 OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCKING PLATE LEFT 14HX208MMAS:APLUS 0316-0100-14	OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCKING PLATE LEFT 14HX208MMAS:APLUS 0316-0100-14	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	69000	FBZ003129019	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6262	顯微銳利穿孔圓骨刀震盪頭 AS:MECTRON MD3-18	MICRO-PERFORATION SHARP CYLINDER INSERT AS:MECTRON MD3-18	已受理審核中品項	無	1.減少出血量・2.不傷害軟組織・安全性高・3.較不產生熱・骨頭癒合快・4.對骨頭傷害及損耗少・骨頭癒合快・5.減少手術輸血量・避免感染及輸血費用支出・6.單次使用震盪頭可向病人收取自費・7.可保留骨頭重新再植入人體・減少人工骨的花費・8.減低術後併發症及縮短住院日期・	以往切骨只能用鑽頭轉動研磨或鉅片前後擺動・鑽頭轉動有生熱及施力較大缺點・而鉅片前後擺動有骨頭耗損及施力較大缺點・因此・兩種方法在精密骨頭切割較不適用・而超音波骨手術切割器具備施力小・骨頭耗損小及不生熱優點・	20000	TKY026768001	需配合原廠主機使用及原裝的骨刀震盪頭、配件和備件
6263	鑽石平骨刀震盪頭 AS:MECTRON MF1	DIAMOND FLAP SCALPEL AS:MECTRON MF1	已受理審核中品項	無	1.減少出血量・2.不傷害軟組織・安全性高・3.較不產生熱・骨頭癒合快・4.對骨頭傷害及損耗少・骨頭癒合快・5.減少手術輸血量・避免感染及輸血費用支出・6.單次使用震盪頭可向病人收取自費・7.可保留骨頭重新再植入人體・減少人工骨的花費・8.減低術後併發症及縮短住院日期・	以往切骨只能用鑽頭轉動研磨或鉅片前後擺動・鑽頭轉動有生熱及施力較大缺點・而鉅片前後擺動有骨頭耗損及施力較大缺點・因此・兩種方法在精密骨頭切割較不適用・而超音波骨手術切割器具備施力小・骨頭耗損小及不生熱優點・	20000	TKY026768001	需配合原廠主機使用及原裝的骨刀震盪頭、配件和備件
6264	鑽石圓筒骨刀震盪頭 AS:MECTRON MF2	DIAMOND CYLINDER INSERT AS:MECTRON MF2	已受理審核中品項	無	1.減少出血量・2.不傷害軟組織・安全性高・3.較不產生熱・骨頭癒合快・4.對骨頭傷害及損耗少・骨頭癒合快・5.減少手術輸血量・避免感染及輸血費用支出・6.單次使用震盪頭可向病人收取自費・7.可保留骨頭重新再植入人體・減少人工骨的花費・8.減低術後併發症及縮短住院日期・	以往切骨只能用鑽頭轉動研磨或鉅片前後擺動・鑽頭轉動有生熱及施力較大缺點・而鉅片前後擺動有骨頭耗損及施力較大缺點・因此・兩種方法在精密骨頭切割較不適用・而超音波骨手術切割器具備施力小・骨頭耗損小及不生熱優點・	20000	TKY026768001	需配合原廠主機使用及原裝的骨刀震盪頭、配件和備件
6265	肱骨突切扣式鬱關節鎖定骨板 右 OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCKING PLATE RIGHT 12HX186MMAS:APLUS 0316-0101-12	OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCKING PLATE RIGHT 12HX186MMAS:APLUS 0316-0101-12	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	69000	FBZ003129019	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6266	肱骨突切扣式鬱關節鎖定骨板 右 OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCKING PLATE RIGHT 14HX208MMAS:APLUS 0316-0101-14	OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCKING PLATE RIGHT 14HX208MMAS:APLUS 0316-0101-14	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	69000	FBZ003129019	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6267	解剖型鎖骨幹鎖定骨板 左 CLAVICLE ANATOMICAL MIDSHAFT PLATE LEFT 5HX57MMAS:APLUS 0015-1500-05	CLAVICLE ANATOMICAL MIDSHAFT PLATE LEFT 5HX57MMAS:APLUS 0015-1500-05	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6268	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 左 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE LEFT 4HX82MMAS:APLUS 0003-0300-04	DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE LEFT 4HX82MMAS:APLUS 0003-0300-04	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	46150	FBZ003129039	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6269	解剖型鎖骨幹鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL MIDSHAFT PLATE RIGHT 5HX57MMAS:APLUS 0015-1501-05	CLAVICLE ANATOMICAL MIDSHAFT PLATE RIGHT 5HX57MMAS:APLUS 0015-1501-05	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6270	解剖型鎖骨幹鎖定骨板 左 CLAVICLE ANATOMICAL MIDSHAFT PLATE LEFT 7HX77MMAS:APLUS 0015-1500-07	CLAVICLE ANATOMICAL MIDSHAFT PLATE LEFT 7HX77MMAS:APLUS 0015-1500-07	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6271	解剖型鎖骨幹鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL MIDSHAFT PLATE RIGHT 7HX77MMAS:APLUS 0015-1501-07	CLAVICLE ANATOMICAL MIDSHAFT PLATE RIGHT 7HX77MMAS:APLUS 0015-1501-07	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6272	解剖型鎖骨幹鎖定骨板 左 CLAVICLE ANATOMICAL MIDSHAFT PLATE LEFT 9HX96MMAS:APLUS 0015-1500-09	CLAVICLE ANATOMICAL MIDSHAFT PLATE LEFT 9HX96MMAS:APLUS 0015-1500-09	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6273	解剖型鎖骨幹鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL MIDSHAFT PLATE RIGHT 9HX96MMAS:APLUS 0015-1501-09	CLAVICLE ANATOMICAL MIDSHAFT PLATE RIGHT 9HX96MMAS:APLUS 0015-1501-09	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6274	解剖型鎖骨幹鎖定骨板 左 CLAVICLE ANATOMICAL MIDSHAFT PLATE LEFT 11HX116MMAS:APLUS 0015-1500-11	CLAVICLE ANATOMICAL MIDSHAFT PLATE LEFT 11HX116MMAS:APLUS 0015-1500-11	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6275	解剖型鎖骨幹鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL MIDSHAFT PLATE RIGHT 11HX116MMAS:APLUS 0015-1501-11	CLAVICLE ANATOMICAL MIDSHAFT PLATE RIGHT 11HX116MMAS:APLUS 0015-1501-11	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6276	三叉戟橈骨遠端鎖定骨板 左 TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 1HX39MMAS:APLUS 0415-1400-01	TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 1HX39MMAS:APLUS 0415-1400-01	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	65000	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6277	三叉戟橈骨遠端鎖定骨板 右 TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 1HX39MMAS:APLUS 0415-1401-01	TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 1HX39MMAS:APLUS 0415-1401-01	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	65000	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6278	三叉戟橈骨遠端鎖定骨板 左 TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 2HX55MMAS:APLUS 0415-1400-02	TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 2HX55MMAS:APLUS 0415-1400-02	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	65000	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同

6279	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 右 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE RIGHT 4HX82MMAS:APLUS 0003-0301-04	DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE RIGHT 4HX82MMAS:APLUS 0003-0301-04	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	46150	FBZ003129039	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6280	三叉戟橈骨遠端鎖定骨板 右 TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 2HX55MMAS:APLUS 0415-1401-02	TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 2HX55MMAS:APLUS 0415-1401-02	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	65000	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6281	三叉戟橈骨遠端鎖定骨板 左 TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 3HX64MMAS:APLUS 0415-1400-03	TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 3HX64MMAS:APLUS 0415-1400-03	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	65000	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6282	三叉戟橈骨遠端鎖定骨板 右 TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 3HX64MMAS:APLUS 0415-1401-03	TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 3HX64MMAS:APLUS 0415-1401-03	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	65000	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6283	三叉戟橈骨遠端鎖定骨板 左 TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 4HX73MMAS:APLUS 0415-1400-04	TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 4HX73MMAS:APLUS 0415-1400-04	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	65000	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6284	三叉戟橈骨遠端鎖定骨板 右 TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 4HX73MMAS:APLUS 0415-1401-04	TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 4HX73MMAS:APLUS 0415-1401-04	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	65000	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6285	三叉戟橈骨遠端鎖定骨板 左 TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 5HX82MMAS:APLUS 0415-1400-05	TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 5HX82MMAS:APLUS 0415-1400-05	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	65000	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6286	三叉戟橈骨遠端鎖定骨板 右 TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 5HX82MMAS:APLUS 0415-1401-05	TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 5HX82MMAS:APLUS 0415-1401-05	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	65000	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6287	三叉戟橈骨遠端鎖定骨板 左 TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 7HX99MMAS:APLUS 0415-1400-07	TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 7HX99MMAS:APLUS 0415-1400-07	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	65000	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6288	三叉戟橈骨遠端鎖定骨板 右 TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 7HX99MMAS:APLUS 0415-1401-07	TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 7HX99MMAS:APLUS 0415-1401-07	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	65000	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6289	三叉戟橈骨遠端鎖定骨板 左 TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 9HX116MMAS:APLUS 0415-1400-09	TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 9HX116MMAS:APLUS 0415-1400-09	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	65000	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6290	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 左 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE LEFT 5HX93MMAS:APLUS 0003-0300-05	DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE LEFT 5HX93MMAS:APLUS 0003-0300-05	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	46150	FBZ003129039	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6291	三叉戟橈骨遠端鎖定骨板 右 TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 9HX116MMAS:APLUS 0415-1401-09	TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 9HX116MMAS:APLUS 0415-1401-09	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	65000	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6292	三叉戟橈骨遠端鎖定骨板 左 TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 11HX133MMAS:APLUS 0415-1400-11	TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE LEFT 11HX133MMAS:APLUS 0415-1400-11	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	65000	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6293	三叉戟橈骨遠端鎖定骨板 右 TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 11HX133MMAS:APLUS 0415-1401-11	TRIDENT DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE RIGHT 11HX133MMAS:APLUS 0415-1401-11	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	65000	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6294	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 右 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE RIGHT 5HX93MMAS:APLUS 0003-0301-05	DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE RIGHT 5HX93MMAS:APLUS 0003-0301-05	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	46150	FBZ003129039	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6295	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 左 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE LEFT 6HX104MMAS:APLUS 0003-0300-06	DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOK LOCKING PLATE LEFT 6HX104MMAS:APLUS 0003-0300-06	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	46150	FBZ003129039	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6296	鎖骨鉤遠端鎖定骨板 右 DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOKLOCKING PLATE RIGHT 6HX104MMAS:APLUS 0003-0301-06	DISTAL CALVICLE ANATOMICAL HOOKLOCKING PLATE RIGHT 6HX104MMAS:APLUS 0003-0301-06	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	46150	FBZ003129039	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6297	遠端鎖骨？鎖定骨板 左 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 2HX50MMAS:APLUS 0002-0000-02	CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 2HX50MMAS:APLUS 0002-0000-02	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6298	遠端鎖骨？鎖定骨板 左 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 3HX60MMAS:APLUS 0002-0000-03	CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 3HX60MMAS:APLUS 0002-0000-03	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6299	遠端鎖骨？鎖定骨板 左 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 4HX70MMAS:APLUS 0002-0000-04	CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 4HX70MMAS:APLUS 0002-0000-04	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6300	遠端鎖骨？鎖定骨板 左 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 5HX80MMAS:APLUS 0002-0000-05	CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 5HX80MMAS:APLUS 0002-0000-05	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6301	遠端鎖骨？鎖定骨板 左 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 6HX90MMAS:APLUS 0002-0000-06	CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 6HX90MMAS:APLUS 0002-0000-06	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同

6302	遠端鎖骨？鎖定骨板 左 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 7HX100MMAS:APLUS 0002-0000-07	CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 7HX100MMAS:APLUS 0002-0000-07	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6303	遠端鎖骨？鎖定骨板 左 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 8HX110MMAS:APLUS 0002-0000-08	CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 8HX110MMAS:APLUS 0002-0000-08	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6304	遠端鎖骨？鎖定骨板 左 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 9HX120MMAS:APLUS 0002-0000-09	CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 9HX120MMAS:APLUS 0002-0000-09	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6305	遠端鎖骨？鎖定骨板 左 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 10HX130MMAS:APLUS 0002-0000-10	CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 10HX130MMAS:APLUS 0002-0000-10	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6306	遠端鎖骨？鎖定骨板 左 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 11HX140MMAS:APLUS 0002-0000-11	CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 11HX140MMAS:APLUS 0002-0000-11	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6307	遠端鎖骨？鎖定骨板 左 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 12HX150MMAS:APLUS 0002-0000-12	CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 12HX150MMAS:APLUS 0002-0000-12	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6308	遠端鎖骨？鎖定骨板 左 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 13HX160MMAS:APLUS 0002-0000-13	CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 13HX160MMAS:APLUS 0002-0000-13	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6309	遠端鎖骨？鎖定骨板 左 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 14HX170MMAS:APLUS 0002-0000-14	CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) LEFT 14HX170MMAS:APLUS 0002-0000-14	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6310	遠端鎖骨？鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) RIGHT 2HX50MMAS:APLUS 0002-0001-02	CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) RIGHT 2HX50MMAS:APLUS 0002-0001-02	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6311	遠端鎖骨？鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) RIGHT 3HX60MMAS:APLUS 0002-0001-03	CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) RIGHT 3HX60MMAS:APLUS 0002-0001-03	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6312	遠端鎖骨？鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS)RIGHT 4HX70MMAS:APLUS 0002-0001-04	CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS)RIGHT 4HX70MMAS:APLUS 0002-0001-04	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6313	遠端鎖骨？鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) RIGHT 5HX80MMAS:APLUS 0002-0001-05	CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) RIGHT 5HX80MMAS:APLUS 0002-0001-05	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6314	遠端鎖骨？鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) RIGHT 6HX90MMAS:APLUS 0002-0001-06	CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) RIGHT 6HX90MMAS:APLUS 0002-0001-06	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6315	遠端鎖骨？鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) RIGHT 7HX100MMAS:APLUS 0002-0001-07	CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) RIGHT 7HX100MMAS:APLUS 0002-0001-07	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6316	遠端鎖骨？鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) RIGHT 8HX110MMAS:APLUS 0002-0001-08	CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) RIGHT 8HX110MMAS:APLUS 0002-0001-08	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6317	遠端鎖骨？鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) RIGHT 9HX120MMAS:APLUS 0002-0001-09	CLAVICLE ANATOMICAL SPIRAL LOCKING PLATE(CAS) RIGHT 9HX120MMAS:APLUS 0002-0001-09	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6318	遠端鎖骨？鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRALLOCKING PLATE(CAS) RIGHT 10HX130MMAS:APLUS 0002-0001-10	CLAVICLE ANATOMICAL SPIRALLOCKING PLATE(CAS) RIGHT 10HX130MMAS:APLUS 0002-0001-10	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6319	遠端鎖骨？鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRALLOCKING PLATE(CAS) RIGHT 11HX140MMAS:APLUS 0002-0001-11	CLAVICLE ANATOMICAL SPIRALLOCKING PLATE(CAS) RIGHT 11HX140MMAS:APLUS 0002-0001-11	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6320	遠端鎖骨？鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRALLOCKING PLATE(CAS) RIGHT 12HX150MMAS:APLUS 0002-0001-12	CLAVICLE ANATOMICAL SPIRALLOCKING PLATE(CAS) RIGHT 12HX150MMAS:APLUS 0002-0001-12	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6321	遠端鎖骨？鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRALLOCKING PLATE(CAS) RIGHT 13HX160MMAS:APLUS 0002-0001-13	CLAVICLE ANATOMICAL SPIRALLOCKING PLATE(CAS) RIGHT 13HX160MMAS:APLUS 0002-0001-13	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6322	遠端鎖骨？鎖定骨板 右 CLAVICLE ANATOMICAL SPIRALLOCKING PLATE(CAS) RIGHT 14HX170MMAS:APLUS 0002-0001-14	CLAVICLE ANATOMICAL SPIRALLOCKING PLATE(CAS) RIGHT 14HX170MMAS:APLUS 0002-0001-14	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54000	FBZ003129020	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6323	橈骨遠端內側斜骨板 左 (STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE LEFT 2HX66MMAS:APLUS 0401-0000-02	(STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE LEFT 2HX66MMAS:APLUS 0401-0000-02	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129014	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6324	橈骨遠端內側斜骨板 左 (STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE LEFT 3HX76MMAS:APLUS 0401-0000-03	(STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE LEFT 3HX76MMAS:APLUS 0401-0000-03	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129014	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6325	橈骨遠端內側斜骨板 左 (STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE LEFT 4HX85MMAS:APLUS 0401-0000-04	(STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE LEFT 4HX85MMAS:APLUS 0401-0000-04	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129014	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同

6326	橈骨遠端內側斜骨板 左 (STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE LEFT 5HX95MMAS:APLUS 0401-0000-05	(STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE LEFT 5HX95MMAS:APLUS 0401-0000-05	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129014	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6327	橈骨遠端內側斜骨板 左 (STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE LEFT 6HX104MMAS:APLUS 0401-0000-06	(STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE LEFT 6HX104MMAS:APLUS 0401-0000-06	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129014	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6328	橈骨遠端內側斜骨板 左 (STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE LEFT 8HX123MMAS:APLUS 0401-0000-08	(STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE LEFT 8HX123MMAS:APLUS 0401-0000-08	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129014	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6329	橈骨遠端內側斜骨板 左 (STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE LEFT 10HX142MMAS:APLUS 0401-0000-10	(STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE LEFT 10HX142MMAS:APLUS 0401-0000-10	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129014	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6330	橈骨遠端內側斜骨板 左 (STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE LEFT 12HX161MMAS:APLUS 0401-0000-12	(STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE LEFT 12HX161MMAS:APLUS 0401-0000-12	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129014	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6331	橈骨遠端內側斜骨板 左 (STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE LEFT 14HX180MMAS:APLUS 0401-0000-14	(STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE LEFT 14HX180MMAS:APLUS 0401-0000-14	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129014	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6332	橈骨遠端內側斜骨板 左 (STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE LEFT 16HX199MMAS:APLUS 0401-0000-16	(STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE LEFT 16HX199MMAS:APLUS 0401-0000-16	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129014	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6333	橈骨遠端內側斜骨板 左 (STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE LEFT 18HX218MMAS:APLUS 0401-0000-18	(STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE LEFT 18HX218MMAS:APLUS 0401-0000-18	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129014	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6334	橈骨遠端內側斜骨板 左 (STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE LEFT 20HX237MMAS:APLUS 0401-0000-20	(STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE LEFT 20HX237MMAS:APLUS 0401-0000-20	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129014	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6335	橈骨遠端內側斜骨板 右 (STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE RIGHT 2HX66MMAS:APLUS 0401-0001-02	(STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE RIGHT 2HX66MMAS:APLUS 0401-0001-02	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129014	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6336	橈骨遠端內側斜骨板 右 (STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE RIGHT 3HX76MMAS:APLUS 0401-0001-03	(STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE RIGHT 3HX76MMAS:APLUS 0401-0001-03	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129014	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6337	橈骨遠端內側斜骨板 右 (STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE RIGHT 4HX85MMAS:APLUS 0401-0001-04	(STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE RIGHT 4HX85MMAS:APLUS 0401-0001-04	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129014	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6338	橈骨遠端內側斜骨板 右 (STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE RIGHT 5HX95MMAS:APLUS 0401-0001-05	(STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE RIGHT 5HX95MMAS:APLUS 0401-0001-05	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129014	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6339	橈骨遠端內側斜骨板 右 (STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE RIGHT 6HX104MMAS:APLUS 0401-0001-06	(STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE RIGHT 6HX104MMAS:APLUS 0401-0001-06	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129014	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6340	橈骨遠端內側斜骨板 右 (STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE RIGHT 8HX123MMAS:APLUS 0401-0001-08	(STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE RIGHT 8HX123MMAS:APLUS 0401-0001-08	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129014	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6341	橈骨遠端內側斜骨板 右 (STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE RIGHT 10HX142MMAS:APLUS 0401-0001-10	(STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE RIGHT 10HX142MMAS:APLUS 0401-0001-10	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129014	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6342	橈骨遠端內側斜骨板 右 (STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE RIGHT 12HX161MMAS:APLUS 0401-0001-12	(STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE RIGHT 12HX161MMAS:APLUS 0401-0001-12	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129014	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6343	橈骨遠端內側斜骨板 右 (STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE RIGHT 14HX180MMAS:APLUS 0401-0001-14	(STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE RIGHT 14HX180MMAS:APLUS 0401-0001-14	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129014	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6344	橈骨遠端內側斜骨板 右 (STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE RIGHT 16HX199MMAS:APLUS 0401-0001-16	(STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE RIGHT 16HX199MMAS:APLUS 0401-0001-16	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129014	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6345	橈骨遠端內側斜骨板 右 (STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE RIGHT 18HX218MMAS:APLUS 0401-0001-18	(STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE RIGHT 18HX218MMAS:APLUS 0401-0001-18	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129014	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6346	橈骨遠端內側斜骨板 右 (STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE RIGHT 20HX237MMAS:APLUS 0401-0001-20	(STANDARD RAF)DISTAL ANATOMICAL FAN-SHAPE RIGHT 20HX237MMAS:APLUS 0401-0001-20	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129014	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6347	橈骨遠端內側小型斜骨板 左 RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE LEFT 2HX66MMAS:APLUS 1400-0000-02	RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE LEFT 2HX66MMAS:APLUS 1400-0000-02	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6348	橈骨遠端內側小型斜骨板 左 RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE LEFT 3HX76MMAS:APLUS 1400-0000-03	RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE LEFT 3HX76MMAS:APLUS 1400-0000-03	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6349	橈骨遠端內側小型斜骨板 左 RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE LEFT 4HX85MMAS:APLUS 1400-0000-04	RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE LEFT 4HX85MMAS:APLUS 1400-0000-04	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同

6350	橈骨遠端內側小型斜骨板 左 RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE LEFT 5HX95MMAS:APLUS 1400-0000-05	RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE LEFT 5HX95MMAS:APLUS 1400-0000-05	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6351	橈骨遠端內側小型斜骨板 左 RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE LEFT 6HX104MMAS:APLUS 1400-0000-06	RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE LEFT 6HX104MMAS:APLUS 1400-0000-06	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6352	橈骨遠端內側小型斜骨板 左 RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE LEFT 8HX123MMAS:APLUS 1400-0000-08	RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE LEFT 8HX123MMAS:APLUS 1400-0000-08	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6353	橈骨遠端內側小型斜骨板 左 RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE LEFT 10HX142MMAS:APLUS 1400-0000-10	RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE LEFT 10HX142MMAS:APLUS 1400-0000-10	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6354	橈骨遠端內側小型斜骨板 左 RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE LEFT 12HX161MMAS:APLUS 1400-0000-12	RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE LEFT 12HX161MMAS:APLUS 1400-0000-12	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6355	橈骨遠端內側小型斜骨板 右 RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE RIGHT 2HX66MMAS:APLUS 1400-0001-02	RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE RIGHT 2HX66MMAS:APLUS 1400-0001-02	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6356	橈骨遠端內側小型斜骨板 右 RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE RIGHT 3HX76MMAS:APLUS 1400-0001-03	RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE RIGHT 3HX76MMAS:APLUS 1400-0001-03	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6357	橈骨遠端內側小型斜骨板 右 RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE RIGHT 4HX85MMAS:APLUS 1400-0001-04	RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE RIGHT 4HX85MMAS:APLUS 1400-0001-04	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6358	橈骨遠端內側小型斜骨板 右 RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE RIGHT 5HX95MMAS:APLUS 1400-0001-05	RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE RIGHT 5HX95MMAS:APLUS 1400-0001-05	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6359	橈骨遠端內側小型斜骨板 右 RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE RIGHT 6HX104MMAS:APLUS 1400-0001-06	RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE RIGHT 6HX104MMAS:APLUS 1400-0001-06	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6360	橈骨遠端內側小型斜骨板 右 RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE RIGHT 8HX123MMAS:APLUS 1400-0001-08	RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE RIGHT 8HX123MMAS:APLUS 1400-0001-08	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6361	橈骨遠端內側小型斜骨板 右 RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE RIGHT 10HX142MMAS:APLUS 1400-0001-10	RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE RIGHT 10HX142MMAS:APLUS 1400-0001-10	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6362	橈骨遠端內側小型斜骨板 右 RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE RIGHT 12HX161MMAS:APLUS 1400-0001-12	RADIUS ULNA WRIST SYSTEM LOCKING PLATE RIGHT 12HX161MMAS:APLUS 1400-0001-12	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	54600	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6363	遠端尺骨交叉式關關節鎖定骨板 左 DISTAL ULNA CROSS LOCKING PLATE LEFT 1HX52MMAS:APLUS 0315-0000-01	DISTAL ULNA CROSS LOCKING PLATE LEFT 1HX52MMAS:APLUS 0315-0000-01	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	64500	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6364	遠端尺骨交叉式關關節鎖定骨板 左 DISTAL ULNA CROSS LOCKING PLATE LEFT 2HX60MMAS:APLUS 0315-0000-02	DISTAL ULNA CROSS LOCKING PLATE LEFT 2HX60MMAS:APLUS 0315-0000-02	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	64500	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6365	遠端尺骨交叉式關關節鎖定骨板 左 DISTAL ULNA CROSS LOCKING PLATE LEFT 3HX68MMAS:APLUS 0315-0000-03	DISTAL ULNA CROSS LOCKING PLATE LEFT 3HX68MMAS:APLUS 0315-0000-03	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	64500	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6366	遠端尺骨交叉式關關節鎖定骨板 右 DISTAL ULNA CROSS LOCKING PLATE RIGHT 1HX52MMAS:APLUS 0315-0001-01	DISTAL ULNA CROSS LOCKING PLATE RIGHT 1HX52MMAS:APLUS 0315-0001-01	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	64500	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6367	遠端尺骨交叉式關關節鎖定骨板 右 DISTAL ULNA CROSS LOCKING PLATE RIGHT 2HX60MMAS:APLUS 0315-0001-02	DISTAL ULNA CROSS LOCKING PLATE RIGHT 2HX60MMAS:APLUS 0315-0001-02	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	64500	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6368	遠端尺骨交叉式關關節鎖定骨板 右 DISTAL ULNA CROSS LOCKING PLATE RIGHT 3HX68MMAS:APLUS 0315-0001-03	DISTAL ULNA CROSS LOCKING PLATE RIGHT 3HX68MMAS:APLUS 0315-0001-03	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	64500	FBZ003129015	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6369	鷹嘴突切扣式關關節鎖定骨板 右 OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCKING PLATE RIGHT 2HX73MMAS:APLUS 0316-0101-02	OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCKING PLATE RIGHT 2HX73MMAS:APLUS 0316-0101-02	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	69000	FBZ003129019	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6370	鷹嘴突切扣式關關節鎖定骨板 右 OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCKING PLATE RIGHT 4HX96MMAS:APLUS 0316-0101-04	OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCKING PLATE RIGHT 4HX96MMAS:APLUS 0316-0101-04	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	69000	FBZ003129019	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6371	鷹嘴突切扣式關關節鎖定骨板 右 OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCKING PLATE RIGHT 6HX118MMAS:APLUS 0316-0101-06	OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCKING PLATE RIGHT 6HX118MMAS:APLUS 0316-0101-06	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	69000	FBZ003129019	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6372	鷹嘴突切扣式關關節鎖定骨板 右 OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCKING PLATE RIGHT 8HX141MMAS:APLUS 0316-0101-08	OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCKING PLATE RIGHT 8HX141MMAS:APLUS 0316-0101-08	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	69000	FBZ003129019	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同
6373	鷹嘴突切扣式關關節鎖定骨板 右 OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCKING PLATE RIGHT 10HX163MMAS:APLUS 0316-0101-10	OLECRANON HOOKED ANATOMICAL LOCKING PLATE RIGHT 10HX163MMAS:APLUS 0316-0101-10	1.材質不同・2.固定骨折方式不同・	1.傷口感染 ・2.神經與血管損傷・3.骨折遲延癒合或不癒合・4.再骨折・5.植入物破壞・	1.為鈦合金材料Ti-6Al-4V・2.與骨頭的相容性較佳・3.螺釘頭形狀扁平(Low profile)・	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	69000	FBZ003129019	與骨折時手術使用內固定應注意事項相同

6374	顯微銳利穿孔圓骨刀震盪頭 AS:MECTRON MD2-08	MICRO-PERFORATION SHARP CYLINDER INSERT AS:MECTRON MD2-08	已受理審核中品項	無	1.減少出血量・2.不傷害軟組織・安全性高・3.較不產生熱・骨頭癒合快・4.對骨頭傷害及損耗少・骨頭癒合快・5.減少手術輸血量・避免感染及輸血費用支出・6.單次使用震盪頭可向病人收取自費・7.可保留骨頭重新再植入人體・減少人工骨的花費・8.減低術後併發症及縮短住院日期・	以往切骨只能用鑽頭轉動研磨或鉅片前後擺動・鑽頭轉動有生熱及施力較大缺點・而鉅片前後擺動有骨頭耗損及施力較大缺點・因此・兩種方法在精密骨頭切割較不適用・而超音波骨手術切割器具備施力小・骨頭耗損小及不生熱優點・	20000	TKY026768001	需配合原廠主機使用及原裝的骨刀震盪頭、配件和備件
6375	顯微銳利穿孔圓骨刀震盪頭 AS:MECTRON MD2-10	MICRO-PERFORATION SHARP CYLINDER INSERT AS:MECTRON MD2-10	已受理審核中品項	無	1.減少出血量・2.不傷害軟組織・安全性高・3.較不產生熱・骨頭癒合快・4.對骨頭傷害及損耗少・骨頭癒合快・5.減少手術輸血量・避免感染及輸血費用支出・6.單次使用震盪頭可向病人收取自費・7.可保留骨頭重新再植入人體・減少人工骨的花費・8.減低術後併發症及縮短住院日期・	以往切骨只能用鑽頭轉動研磨或鉅片前後擺動・鑽頭轉動有生熱及施力較大缺點・而鉅片前後擺動有骨頭耗損及施力較大缺點・因此・兩種方法在精密骨頭切割較不適用・而超音波骨手術切割器具備施力小・骨頭耗損小及不生熱優點・	20000	TKY026768001	需配合原廠主機使用及原裝的骨刀震盪頭、配件和備件
6376	顯微銳利穿孔圓骨刀震盪頭 AS:MECTRON MD3-12	MICRO-PERFORATION SHARP CYLINDER INSERT AS:MECTRON MD3-12	已受理審核中品項	無	1.減少出血量・2.不傷害軟組織・安全性高・3.較不產生熱・骨頭癒合快・4.對骨頭傷害及損耗少・骨頭癒合快・5.減少手術輸血量・避免感染及輸血費用支出・6.單次使用震盪頭可向病人收取自費・7.可保留骨頭重新再植入人體・減少人工骨的花費・8.減低術後併發症及縮短住院日期・	以往切骨只能用鑽頭轉動研磨或鉅片前後擺動・鑽頭轉動有生熱及施力較大缺點・而鉅片前後擺動有骨頭耗損及施力較大缺點・因此・兩種方法在精密骨頭切割較不適用・而超音波骨手術切割器具備施力小・骨頭耗損小及不生熱優點・	20000	TKY026768001	需配合原廠主機使用及原裝的骨刀震盪頭、配件和備件
6377	顯微銳利穿孔圓骨刀震盪頭 AS:MECTRON MD3-14	MICRO-PERFORATION SHARP CYLINDER INSERT AS:MECTRON MD3-14	已受理審核中品項	無	1.減少出血量・2.不傷害軟組織・安全性高・3.較不產生熱・骨頭癒合快・4.對骨頭傷害及損耗少・骨頭癒合快・5.減少手術輸血量・避免感染及輸血費用支出・6.單次使用震盪頭可向病人收取自費・7.可保留骨頭重新再植入人體・減少人工骨的花費・8.減低術後併發症及縮短住院日期・	以往切骨只能用鑽頭轉動研磨或鉅片前後擺動・鑽頭轉動有生熱及施力較大缺點・而鉅片前後擺動有骨頭耗損及施力較大缺點・因此・兩種方法在精密骨頭切割較不適用・而超音波骨手術切割器具備施力小・骨頭耗損小及不生熱優點・	20000	TKY026768001	需配合原廠主機使用及原裝的骨刀震盪頭、配件和備件
6378	顯微銳利穿孔圓骨刀震盪頭 AS:MECTRON MD3-16	MICRO-PERFORATION SHARP CYLINDER INSERT AS:MECTRON MD3-16	已受理審核中品項	無	1.減少出血量・2.不傷害軟組織・安全性高・3.較不產生熱・骨頭癒合快・4.對骨頭傷害及損耗少・骨頭癒合快・5.減少手術輸血量・避免感染及輸血費用支出・6.單次使用震盪頭可向病人收取自費・7.可保留骨頭重新再植入人體・減少人工骨的花費・8.減低術後併發症及縮短住院日期・	以往切骨只能用鑽頭轉動研磨或鉅片前後擺動・鑽頭轉動有生熱及施力較大缺點・而鉅片前後擺動有骨頭耗損及施力較大缺點・因此・兩種方法在精密骨頭切割較不適用・而超音波骨手術切割器具備施力小・骨頭耗損小及不生熱優點・	20000	TKY026768001	需配合原廠主機使用及原裝的骨刀震盪頭、配件和備件
6379	鑽石圓骨刀震盪頭 AS:MECTRON MF3	DIAMOND BALL INSERT AS:MECTRON MF3	已受理審核中品項	無	1.減少出血量・2.不傷害軟組織・安全性高・3.較不產生熱・骨頭癒合快・4.對骨頭傷害及損耗少・骨頭癒合快・5.減少手術輸血量・避免感染及輸血費用支出・6.單次使用震盪頭可向病人收取自費・7.可保留骨頭重新再植入人體・減少人工骨的花費・8.減低術後併發症及縮短住院日期・	以往切骨只能用鑽頭轉動研磨或鉅片前後擺動・鑽頭轉動有生熱及施力較大缺點・而鉅片前後擺動有骨頭耗損及施力較大缺點・因此・兩種方法在精密骨頭切割較不適用・而超音波骨手術切割器具備施力小・骨頭耗損小及不生熱優點・	20000	TKY026768001	需配合原廠主機使用及原裝的骨刀震盪頭、配件和備件
6380	鑽石圓錐骨刀震盪頭 AS:MECTRON MF4	DIAMOND CONIC INSERT AS:MECTRON MF4	已受理審核中品項	無	1.減少出血量・2.不傷害軟組織・安全性高・3.較不產生熱・骨頭癒合快・4.對骨頭傷害及損耗少・骨頭癒合快・5.減少手術輸血量・避免感染及輸血費用支出・6.單次使用震盪頭可向病人收取自費・7.可保留骨頭重新再植入人體・減少人工骨的花費・8.減低術後併發症及縮短住院日期・	以往切骨只能用鑽頭轉動研磨或鉅片前後擺動・鑽頭轉動有生熱及施力較大缺點・而鉅片前後擺動有骨頭耗損及施力較大缺點・因此・兩種方法在精密骨頭切割較不適用・而超音波骨手術切割器具備施力小・骨頭耗損小及不生熱優點・	20000	TKY026768001	需配合原廠主機使用及原裝的骨刀震盪頭、配件和備件
6381	鑽石切錐骨刀震盪頭 AS:MECTRON MF5	DIAMOND TRUNCATED CONE INSERT AS:MECTRON MF5	已受理審核中品項	無	1.減少出血量・2.不傷害軟組織・安全性高・3.較不產生熱・骨頭癒合快・4.對骨頭傷害及損耗少・骨頭癒合快・5.減少手術輸血量・避免感染及輸血費用支出・6.單次使用震盪頭可向病人收取自費・7.可保留骨頭重新再植入人體・減少人工骨的花費・8.減低術後併發症及縮短住院日期・	以往切骨只能用鑽頭轉動研磨或鉅片前後擺動・鑽頭轉動有生熱及施力較大缺點・而鉅片前後擺動有骨頭耗損及施力較大缺點・因此・兩種方法在精密骨頭切割較不適用・而超音波骨手術切割器具備施力小・骨頭耗損小及不生熱優點・	20000	TKY026768001	需配合原廠主機使用及原裝的骨刀震盪頭、配件和備件
6382	鈍錐壓縮骨刀震盪頭 AS:MECTRON MF6	BLUNT CONE COMPRESSOR AS:MECTRON MF6	已受理審核中品項	無	1.減少出血量・2.不傷害軟組織・安全性高・3.較不產生熱・骨頭癒合快・4.對骨頭傷害及損耗少・骨頭癒合快・5.減少手術輸血量・避免感染及輸血費用支出・6.單次使用震盪頭可向病人收取自費・7.可保留骨頭重新再植入人體・減少人工骨的花費・8.減低術後併發症及縮短住院日期・	以往切骨只能用鑽頭轉動研磨或鉅片前後擺動・鑽頭轉動有生熱及施力較大缺點・而鉅片前後擺動有骨頭耗損及施力較大缺點・因此・兩種方法在精密骨頭切割較不適用・而超音波骨手術切割器具備施力小・骨頭耗損小及不生熱優點・	20000	TKY026768001	需配合原廠主機使用及原裝的骨刀震盪頭、配件和備件
6383	梯形骨刀震盪頭 AS:MECTRON MP1	OSTEOPLASTY TRAPEZOIDAL AS:MECTRON MP1	已受理審核中品項	無	1.減少出血量・2.不傷害軟組織・安全性高・3.較不產生熱・骨頭癒合快・4.對骨頭傷害及損耗少・骨頭癒合快・5.減少手術輸血量・避免感染及輸血費用支出・6.單次使用震盪頭可向病人收取自費・7.可保留骨頭重新再植入人體・減少人工骨的花費・8.減低術後併發症及縮短住院日期・	以往切骨只能用鑽頭轉動研磨或鉅片前後擺動・鑽頭轉動有生熱及施力較大缺點・而鉅片前後擺動有骨頭耗損及施力較大缺點・因此・兩種方法在精密骨頭切割較不適用・而超音波骨手術切割器具備施力小・骨頭耗損小及不生熱優點・	20000	TKY026768001	需配合原廠主機使用及原裝的骨刀震盪頭、配件和備件
6384	圓骨刀震盪頭 AS:MECTRON MP2	OSTEOPLASTY CIRCULAR AS:MECTRON MP2	已受理審核中品項	無	1.減少出血量・2.不傷害軟組織・安全性高・3.較不產生熱・骨頭癒合快・4.對骨頭傷害及損耗少・骨頭癒合快・5.減少手術輸血量・避免感染及輸血費用支出・6.單次使用震盪頭可向病人收取自費・7.可保留骨頭重新再植入人體・減少人工骨的花費・8.減低術後併發症及縮短住院日期・	以往切骨只能用鑽頭轉動研磨或鉅片前後擺動・鑽頭轉動有生熱及施力較大缺點・而鉅片前後擺動有骨頭耗損及施力較大缺點・因此・兩種方法在精密骨頭切割較不適用・而超音波骨手術切割器具備施力小・骨頭耗損小及不生熱優點・	20000	TKY026768001	需配合原廠主機使用及原裝的骨刀震盪頭、配件和備件
6385	小圓骨刀震盪頭 AS:MECTRON MP3-A30	OSTEOPLASTY CIRCULAR SCALPEL AS:MECTRON MP3-A30	已受理審核中品項	無	1.減少出血量・2.不傷害軟組織・安全性高・3.較不產生熱・骨頭癒合快・4.對骨頭傷害及損耗少・骨頭癒合快・5.減少手術輸血量・避免感染及輸血費用支出・6.單次使用震盪頭可向病人收取自費・7.可保留骨頭重新再植入人體・減少人工骨的花費・8.減低術後併發症及縮短住院日期・	以往切骨只能用鑽頭轉動研磨或鉅片前後擺動・鑽頭轉動有生熱及施力較大缺點・而鉅片前後擺動有骨頭耗損及施力較大缺點・因此・兩種方法在精密骨頭切割較不適用・而超音波骨手術切割器具備施力小・骨頭耗損小及不生熱優點・	20000	TKY026768001	需配合原廠主機使用及原裝的骨刀震盪頭、配件和備件
6386	骨刀震盪頭 AS:MECTRON MP4	OSTEOPLASTY AS:MECTRON MP4	已受理審核中品項	無	1.減少出血量・2.不傷害軟組織・安全性高・3.較不產生熱・骨頭癒合快・4.對骨頭傷害及損耗少・骨頭癒合快・5.減少手術輸血量・避免感染及輸血費用支出・6.單次使用震盪頭可向病人收取自費・7.可保留骨頭重新再植入人體・減少人工骨的花費・8.減低術後併發症及縮短住院日期・	以往切骨只能用鑽頭轉動研磨或鉅片前後擺動・鑽頭轉動有生熱及施力較大缺點・而鉅片前後擺動有骨頭耗損及施力較大缺點・因此・兩種方法在精密骨頭切割較不適用・而超音波骨手術切割器具備施力小・骨頭耗損小及不生熱優點・	20000	TKY026768001	需配合原廠主機使用及原裝的骨刀震盪頭、配件和備件
6387	顯微骨刀震盪頭 AS:MECTRON MT1-10	OSTEOPLASTY MICROSAW AS:MECTRON MT1-10	已受理審核中品項	無	1.減少出血量・2.不傷害軟組織・安全性高・3.較不產生熱・骨頭癒合快・4.對骨頭傷害及損耗少・骨頭癒合快・5.減少手術輸血量・避免感染及輸血費用支出・6.單次使用震盪頭可向病人收取自費・7.可保留骨頭重新再植入人體・減少人工骨的花費・8.減低術後併發症及縮短住院日期・	以往切骨只能用鑽頭轉動研磨或鉅片前後擺動・鑽頭轉動有生熱及施力較大缺點・而鉅片前後擺動有骨頭耗損及施力較大缺點・因此・兩種方法在精密骨頭切割較不適用・而超音波骨手術切割器具備施力小・骨頭耗損小及不生熱優點・	20000	TKY026768001	需配合原廠主機使用及原裝的骨刀震盪頭、配件和備件

6388	顯微骨刀震盪頭 AS:MECTRON MT1-20	OSTEOPLASTY MICROSAW AS:MECTRON MT1-20	已受理審核中品項	無	1.減少出血量・2.不傷害軟組織・安全性高・3.較不產生熱・骨頭癒合快・4.對骨頭傷害及損耗少・骨頭癒合快・5.減少手術輸血量・避免感染及輸血費用支出・6.單次使用震盪頭可向病人收取自費・7.可保留骨頭重新再植入人體・減少人工骨的花費・8.減低術後併發症及縮短住院日期・	以往切骨只能用鑽頭轉動研磨或鉅片前後擺動・鑽頭轉動有生熱及施力較大缺點・而鉅片前後擺動有骨頭耗損及施力較大缺點・因此・兩種方法在精密骨頭切割較不適用・而超音波骨手術切割器具備施力小・骨頭耗損小及不生熱優點・	20000	TKY026768001	需配合原廠主機使用及原裝的骨刀震盪頭、配件和備件
6389	顯微骨刀震盪頭 AS:MECTRON MT1S-10	OSTEOPLASTY MICROSAW AS:MECTRON MT1S-10	已受理審核中品項	無	1.減少出血量・2.不傷害軟組織・安全性高・3.較不產生熱・骨頭癒合快・4.對骨頭傷害及損耗少・骨頭癒合快・5.減少手術輸血量・避免感染及輸血費用支出・6.單次使用震盪頭可向病人收取自費・7.可保留骨頭重新再植入人體・減少人工骨的花費・8.減低術後併發症及縮短住院日期・	以往切骨只能用鑽頭轉動研磨或鉅片前後擺動・鑽頭轉動有生熱及施力較大缺點・而鉅片前後擺動有骨頭耗損及施力較大缺點・因此・兩種方法在精密骨頭切割較不適用・而超音波骨手術切割器具備施力小・骨頭耗損小及不生熱優點・	20000	TKY026768001	需配合原廠主機使用及原裝的骨刀震盪頭、配件和備件
6390	左彎角顯微骨刀震盪頭 AS:MECTRON MT2L-4	LEFT ANGLED MICROSAW AS:MECTRON MT2L-4	已受理審核中品項	無	1.減少出血量・2.不傷害軟組織・安全性高・3.較不產生熱・骨頭癒合快・4.對骨頭傷害及損耗少・骨頭癒合快・5.減少手術輸血量・避免感染及輸血費用支出・6.單次使用震盪頭可向病人收取自費・7.可保留骨頭重新再植入人體・減少人工骨的花費・8.減低術後併發症及縮短住院日期・	以往切骨只能用鑽頭轉動研磨或鉅片前後擺動・鑽頭轉動有生熱及施力較大缺點・而鉅片前後擺動有骨頭耗損及施力較大缺點・因此・兩種方法在精密骨頭切割較不適用・而超音波骨手術切割器具備施力小・骨頭耗損小及不生熱優點・	20000	TKY026768001	需配合原廠主機使用及原裝的骨刀震盪頭、配件和備件
6391	右彎角顯微骨刀震盪頭 AS:MECTRON MT2R-4	RIGHT ANGLED MICROSAW AS:MECTRON MT2R-4	已受理審核中品項	無	1.減少出血量・2.不傷害軟組織・安全性高・3.較不產生熱・骨頭癒合快・4.對骨頭傷害及損耗少・骨頭癒合快・5.減少手術輸血量・避免感染及輸血費用支出・6.單次使用震盪頭可向病人收取自費・7.可保留骨頭重新再植入人體・減少人工骨的花費・8.減低術後併發症及縮短住院日期・	以往切骨只能用鑽頭轉動研磨或鉅片前後擺動・鑽頭轉動有生熱及施力較大缺點・而鉅片前後擺動有骨頭耗損及施力較大缺點・因此・兩種方法在精密骨頭切割較不適用・而超音波骨手術切割器具備施力小・骨頭耗損小及不生熱優點・	20000	TKY026768001	需配合原廠主機使用及原裝的骨刀震盪頭、配件和備件
6392	平骨刀震盪頭 AS:MECTRON MT3-8	OSTEOTOMY FLAT SCALPEL AS:MECTRON MT3-8	已受理審核中品項	無	1.減少出血量・2.不傷害軟組織・安全性高・3.較不產生熱・骨頭癒合快・4.對骨頭傷害及損耗少・骨頭癒合快・5.減少手術輸血量・避免感染及輸血費用支出・6.單次使用震盪頭可向病人收取自費・7.可保留骨頭重新再植入人體・減少人工骨的花費・8.減低術後併發症及縮短住院日期・	以往切骨只能用鑽頭轉動研磨或鉅片前後擺動・鑽頭轉動有生熱及施力較大缺點・而鉅片前後擺動有骨頭耗損及施力較大缺點・因此・兩種方法在精密骨頭切割較不適用・而超音波骨手術切割器具備施力小・骨頭耗損小及不生熱優點・	20000	TKY026768001	需配合原廠主機使用及原裝的骨刀震盪頭、配件和備件
6393	平骨刀震盪頭 AS:MECTRON MT3-20	OSTEOTOMY FLAT SCALPEL AS:MECTRON MT3-20	已受理審核中品項	無	1.減少出血量・2.不傷害軟組織・安全性高・3.較不產生熱・骨頭癒合快・4.對骨頭傷害及損耗少・骨頭癒合快・5.減少手術輸血量・避免感染及輸血費用支出・6.單次使用震盪頭可向病人收取自費・7.可保留骨頭重新再植入人體・減少人工骨的花費・8.減低術後併發症及縮短住院日期・	以往切骨只能用鑽頭轉動研磨或鉅片前後擺動・鑽頭轉動有生熱及施力較大缺點・而鉅片前後擺動有骨頭耗損及施力較大缺點・因此・兩種方法在精密骨頭切割較不適用・而超音波骨手術切割器具備施力小・骨頭耗損小及不生熱優點・	20000	TKY026768001	需配合原廠主機使用及原裝的骨刀震盪頭、配件和備件
6394	骨刀震盪頭 AS:MECTRON MT4-10+	OSTEOPLASTY AS:MECTRON MT4-10+	已受理審核中品項	無	1.減少出血量・2.不傷害軟組織・安全性高・3.較不產生熱・骨頭癒合快・4.對骨頭傷害及損耗少・骨頭癒合快・5.減少手術輸血量・避免感染及輸血費用支出・6.單次使用震盪頭可向病人收取自費・7.可保留骨頭重新再植入人體・減少人工骨的花費・8.減低術後併發症及縮短住院日期・	以往切骨只能用鑽頭轉動研磨或鉅片前後擺動・鑽頭轉動有生熱及施力較大缺點・而鉅片前後擺動有骨頭耗損及施力較大缺點・因此・兩種方法在精密骨頭切割較不適用・而超音波骨手術切割器具備施力小・骨頭耗損小及不生熱優點・	20000	TKY026768001	需配合原廠主機使用及原裝的骨刀震盪頭、配件和備件
6395	環尖顯微骨刀震盪頭 AS:MECTRON UNIVER	ROUND SHAPE OSEOTOMY MICROSAW AS:MECTRON UNIVER	已受理審核中品項	無	1.減少出血量・2.不傷害軟組織・安全性高・3.較不產生熱・骨頭癒合快・4.對骨頭傷害及損耗少・骨頭癒合快・5.減少手術輸血量・避免感染及輸血費用支出・6.單次使用震盪頭可向病人收取自費・7.可保留骨頭重新再植入人體・減少人工骨的花費・8.減低術後併發症及縮短住院日期・	以往切骨只能用鑽頭轉動研磨或鉅片前後擺動・鑽頭轉動有生熱及施力較大缺點・而鉅片前後擺動有骨頭耗損及施力較大缺點・因此・兩種方法在精密骨頭切割較不適用・而超音波骨手術切割器具備施力小・骨頭耗損小及不生熱優點・	20000	TKY026768001	需配合原廠主機使用及原裝的骨刀震盪頭、配件和備件
6396	鎖骨？遠端鎖定骨板，左 DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE 6HX105MMAS:APLUS 0000-0000-06	DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE 6HX105MMAS:APLUS 0000-0000-06	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	38700	FBZ003129013	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
6397	鎖骨？遠端鎖定骨板，右 DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE 6HX105MMAS:APLUS 0000-0001-06	DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE 6HX105MMAS:APLUS 0000-0001-06	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	38700	FBZ003129013	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
6398	橈骨遠端內側鎖定骨板 DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE 8HX118MMAS:APLUS 0401-0006-08	DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE 8HX118MMAS:APLUS 0401-0006-08	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	41000	FBZ003129012	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
6399	橈骨遠端內側鎖定骨板 DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE 10HX140MMAS:APLUS 0401-0006-10	DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE 10HX140MMAS:APLUS 0401-0006-10	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	41000	FBZ003129012	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
6400	橈骨遠端內側鎖定骨板 DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE 12HX162MMAS:APLUS 0401-0006-12	DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE 12HX162MMAS:APLUS 0401-0006-12	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	41000	FBZ003129012	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
6401	肱骨近端外側鎖定骨板，左 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE 3HX90MMAS:APLUS 0202-0100-03	PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE 3HX90MMAS:APLUS 0202-0100-03	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	50400	FBZ003129002	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
6402	肱骨近端外側鎖定骨板，右 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE 3HX90MMAS:APLUS 0202-0101-03	PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE 3HX90MMAS:APLUS 0202-0101-03	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	50400	FBZ003129002	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
6403	肱骨近端外側鎖定骨板，左 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE 5HX119MMAS:APLUS 0202-0100-05	PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE 5HX119MMAS:APLUS 0202-0100-05	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	50400	FBZ003129002	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
6404	肱骨近端外側鎖定骨板，右 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE 5HX119MMAS:APLUS 0202-0101-05	PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE 5HX119MMAS:APLUS 0202-0101-05	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	50400	FBZ003129002	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
6405	肱骨近端外側鎖定骨板，左 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE 7HX145MMAS:APLUS 0202-0100-07	PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE 7HX145MMAS:APLUS 0202-0100-07	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	50400	FBZ003129002	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可

6406	肱骨近端外側鎖定骨板，右 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE 7HX145MMAS:APLUS 0202-0101-07	PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE 7HX145MMAS:APLUS 0202-0101-07	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	50400	FBZ003129002	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
6407	肱骨近端外側鎖定骨板，左 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE 9HX171MMAS:APLUS 0202-0100-09	PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE 9HX171MMAS:APLUS 0202-0100-09	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	50400	FBZ003129002	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
6408	肱骨近端外側鎖定骨板，右 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE 9HX171MMAS:APLUS 0202-0101-09	PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE 9HX171MMAS:APLUS 0202-0101-09	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	50400	FBZ003129002	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
6409	肱骨遠端內側鎖定骨板 DISTAL HUMERAL MEDIAL LOCKING PLATE 4HX34MMAS:APLUS 0201-0000-04	DISTAL HUMERAL MEDIAL LOCKING PLATE 4HX34MMAS:APLUS 0201-0000-04	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	41000	FBZ003129003	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
6410	肱骨遠端內側鎖定骨板 DISTAL HUMERAL MEDIAL LOCKING PLATE 6HX54MMAS:APLUS 0201-0000-06	DISTAL HUMERAL MEDIAL LOCKING PLATE 6HX54MMAS:APLUS 0201-0000-06	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	41000	FBZ003129003	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
6411	肱骨遠端內側鎖定骨板 DISTAL HUMERAL MEDIAL LOCKING PLATE 8HX74MMAS:APLUS 0201-0000-08	DISTAL HUMERAL MEDIAL LOCKING PLATE 8HX74MMAS:APLUS 0201-0000-08	適用於Trauma手術或關節重建相關手術	無副作用	此系統骨板在Trauma手術能夠使骨折處固定效果更好能使骨折處癒合效果更好	Locking plate 固定效果佳,骨癒合效果更好減少Revision的機會	41000	FBZ003129003	只需依照一般Trauma創傷手術的標準作業流程即可
6412	軟顎手術用氣化棒 AS:ARTHROCARE EIC4857-01	REGLEX ULTRA 57 AS:ARTHROCARE EIC4857-01	軟顎冷觸氣化棒用於無線射頻軟顎冷觸氣化手術上，是以生理食鹽水中的納離子為介質，運用射頻能量，使蛋白質組織凝固，經過蛋白質變性、分解、吸收後，使軟顎組織體積縮小	無	針對耳鼻喉科患者，治療改善睡眠障礙症候群及舌根肥厚。疼痛感小、出血少、安全性高，氣化棒採單次使用，無感染風險。自動給水裝置，不需重複沾導電溶液，使用方便快速。	無健保給付品項可比較	16000	TKY017079009	手術過程必須使用電導溶液，病人身上不能裝有心律調整器及其他電子植入器材
6413	小兒喉顯微手術用氣化棒 AS:ARTHROCARE EIC7071-01	PROCISE MLW PLASMA WAND AS:ARTHROCARE EIC7071-01	喉顯微手術用氣化棒用於無線射頻喉顯微冷觸氣化手術上，是以生理食鹽水中的納離子為介質，運用射頻能量，使蛋白質組織凝固，經過蛋白質變性、分解、吸收後，切除喉部組織之病徵	無	適用於喉顯微手術用，可減少病人術中出血的機率及減輕病人術後疼痛感並加快病人恢復時間。	無健保給付品項可比較	29000	TKY017079010	手術過程必須使用電導溶液，病人身上不能裝有心律調整器及其他電子植入器材
6414	喉手術用等離子射頻刀頭PROCISETM LW型如:ARTHRO CARE EIC 7070-01	喉手術用等離子射頻刀頭 PROCISETM LW型如:ARTHRO CARE EIC 7070-01	小兒喉顯微手術用氣化棒用於無線射頻喉顯微冷觸氣化手術上，是以生理食鹽水中的納離子為介質，運用射頻能量，使蛋白質組織凝固，經過蛋白質變性、分解、吸收後，切除喉部組織之病徵	無	適用於小兒喉顯微手術用，可減少病人術中出血的機率及減輕病人術後疼痛感並加快病人恢復時間。	無健保給付品項可比較	29000	TKY017079011	手術過程必須使用電導溶液，病人身上不能裝有心律調整器及其他電子植入器材
6415	腺樣體手術用氣化棒 AS:ARTHROCARE EIC8898-01	PROCISE MAX AS:ARTHROCARE EIC8898-01	腺樣體手術用氣化棒用於無線射頻腺樣體冷觸氣化手術上，是以生理食鹽水中的納離子為介質，運用射頻能量，使蛋白質組織凝固，經過蛋白質變性、分解、吸收後，摘除腺樣體組織	無	適用於腺樣體手術用，可減少病人術中出血的機率及減輕病人術後疼痛感並加快病人恢復時間。	無健保給付品項可比較	21500	TKY017079004	手術過程必須使用電導溶液，病人身上不能裝有心律調整器及其他電子植入器材
6416	小兒扁桃腺手術用氣化棒 AS:ARTHROCARE EIC9820-01	EXCISE PDW PLASMA WAND AS:ARTHROCARE EIC9820-01	舌根扁桃腺手術用氣化棒用於舌根扁桃腺冷觸氣化手術上，是以生理食鹽水中的納離子為介質，運用射頻能量，使蛋白質組織凝固，經過蛋白質變性、分解、吸收後，以舌根扁桃腺切除手術用	無	適用於舌根扁桃腺手術用，可減少病人術中出血的機率及減輕病人術後疼痛感並加快病人恢復時間。	無健保給付品項可比較	16500	TKY017079005	手術過程必須使用電導溶液，病人身上不能裝有心律調整器及其他電子植入器材
6417	黏膜下鼻甲手術用氣化棒 AS:ARTHROCARE EIC6895-01	TURBINATOR WAND EIC6895-01	粘膜下鼻甲手術用用於無線射頻粘膜下鼻甲氣化手術上，是以生理食鹽水中的納離子為介質，運用射頻能量，使蛋白質組織凝固，經過蛋白質變性、分解、吸收後，使粘膜下鼻甲組織體積縮小	無	適用於粘膜下鼻甲手術用，可減少病人術中出血的機率及減輕病人術後疼痛感並加快病人恢復時間。	無健保給付品項可比較	20000	TKY029471001	手術過程必須使用電導溶液，病人身上不能裝有心律調整器及其他電子植入器材
6418	鼻竇、小兒扁桃腺手術用氣化棒 AS:ARTHROCARE EIC8875-01	PROCISE EZ-VIEW WITH INTEGRATED CABLE AS:ARTHROCARE EIC8875-01	鼻竇、扁桃腺小兒手術用氣化棒用於小兒鼻竇、扁桃腺冷觸氣化手術上，是以生理食鹽水中的納離子為介質，運用射頻能量，使蛋白質組織凝固，經過蛋白質變性、分解、吸收後，用於小兒鼻竇、扁桃腺摘除手術	無	適用於小兒鼻竇、扁桃腺手術用，可減少病人術中出血的機率及減輕病人術後疼痛感並加快病人恢復時間。	無健保給付品項可比較	17000	TKY017079003	手術過程必須使用電導溶液，病人身上不能裝有心律調整器及其他電子植入器材
6419	近端經骨後多向鎖定鋼板左4洞 VLP 3.5MM POST PROX TIBIA LOCKING PLATE 4H L 64MMAS:SMITH&NEPHEW72820104	VLP 3.5MM POST PROX TIBIA LOCKING PLATE 4H L 64MMAS:SMITH&NEPHEW72820104	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433002	術後保護患肢預防感染
6420	近端經骨後多向鎖定鋼板左7洞 VLP 3.5MM POST PROX TIBIA LOCKING PLATE 7H L 98MMAS:SMITH&NEPHEW72820107	VLP 3.5MM POST PROX TIBIA LOCKING PLATE 7H L 98MMAS:SMITH&NEPHEW72820107	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433002	術後保護患肢預防感染
6421	近端經骨後多向鎖定鋼板右4洞 VLP 3.5MM POST PROX TIBIA LOCKING PLATE 4H R 64MMAS:SMITH&NEPHEW72820204	VLP 3.5MM POST PROX TIBIA LOCKING PLATE 4H R 64MMAS:SMITH&NEPHEW72820204	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433002	術後保護患肢預防感染
6422	近端經骨後多向鎖定鋼板右7洞 VLP 3.5MM POST PROX TIBIA LOCKING PLATE 7H R 98MMAS:SMITH&NEPHEW72820207	VLP 3.5MM POST PROX TIBIA LOCKING PLATE 7H R 98MMAS:SMITH&NEPHEW72820207	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433002	術後保護患肢預防感染
6423	近端經骨外多向鎖定鋼板左4洞 VLP 3.5MM LAT PROX TIBIA LOCKING PLATE 4H L 68MMAS:SMITH&NEPHEW72820304	VLP 3.5MM LAT PROX TIBIA LOCKING PLATE 4H L 68MMAS:SMITH&NEPHEW72820304	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433002	術後保護患肢預防感染
6424	近端經骨外多向鎖定鋼板左6洞 VLP 3.5MM LAT PROX TIBIA LOCKING PLATE 6H L 93MMAS:SMITH&NEPHEW72820306	VLP 3.5MM LAT PROX TIBIA LOCKING PLATE 6H L 93MMAS:SMITH&NEPHEW72820306	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433002	術後保護患肢預防感染
6425	近端經骨外多向鎖定鋼板右4洞 VLP 3.5MM LAT PROX TIBIA LOCKING PLATE 4H R 68MMAS:SMITH&NEPHEW72820404	VLP 3.5MM LAT PROX TIBIA LOCKING PLATE 4H R 68MMAS:SMITH&NEPHEW72820404	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433002	術後保護患肢預防感染
6426	近端經骨外多向鎖定鋼板右6洞 VLP 3.5MM LAT PROX TIBIA LOCKING PLATE 6H R 93MMAS:SMITH&NEPHEW72820406	VLP 3.5MM LAT PROX TIBIA LOCKING PLATE 6H R 93MMAS:SMITH&NEPHEW72820406	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433002	術後保護患肢預防感染
6427	遠端經骨後多向鎖定鋼板左3洞 VLP 3.5MM POST DISTAL TIBIA LOCKING PLATE 3H L 47MMAS:SMITH&NEPHEW72820203	VLP 3.5MM POST DISTAL TIBIA LOCKING PLATE 3H L 47MMAS:SMITH&NEPHEW72820203	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433002	術後保護患肢預防感染

6428	遠端脛骨後多向鎖定鋼板左5洞 VLP 3.5MM POST DISTAL TIBIA LOCKING PLATE 5H L 72MMAS:SMITH&NEPHEW72820205	VLP 3.5MM POST DISTAL TIBIA LOCKING PLATE 5H L 72MMAS:SMITH&NEPHEW72820205	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433002	術後保護患肢預防感染
6429	遠端脛骨後多向鎖定鋼板右3洞 VLP 3.5MM POST DISTAL TIBIA LOCKING PLATE 3H R 47MMAS:SMITH&NEPHEW72820303	VLP 3.5MM POST DISTAL TIBIA LOCKING PLATE 3H R 47MMAS:SMITH&NEPHEW72820303	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433002	術後保護患肢預防感染
6430	遠端脛骨後多向鎖定鋼板右5洞 VLP 3.5MM POST DISTAL TIBIA LOCKING PLATE 5H R 72MMAS:SMITH&NEPHEW72820305	VLP 3.5MM POST DISTAL TIBIA LOCKING PLATE 5H R 72MMAS:SMITH&NEPHEW72820305	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433002	術後保護患肢預防感染
6431	遠端脛骨前多向鎖定鋼板3洞 VLP 3.5MM ANT DISTAL TIBIA LOCKING PLATE 3H 74MMAS:SMITH&NEPHEW72820503	VLP 3.5MM ANT DISTAL TIBIA LOCKING PLATE 3H 74MMAS:SMITH&NEPHEW72820503	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433002	術後保護患肢預防感染
6432	遠端脛骨前多向鎖定鋼板6洞 VLP 3.5MM ANT DISTAL TIBIA LOCKING PLATE 6H 107MMAS:SMITH&NEPHEW72820506	VLP 3.5MM ANT DISTAL TIBIA LOCKING PLATE 6H 107MMAS:SMITH&NEPHEW72820506	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433002	術後保護患肢預防感染
6433	遠端脛骨內多向鎖定鋼板左3洞 VLP 3.5MM MED DISTAL TIBIA LOCKING PLATE 3H L 89MMAS:SMITH&NEPHEW72820603	VLP 3.5MM MED DISTAL TIBIA LOCKING PLATE 3H L 89MMAS:SMITH&NEPHEW72820603	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433002	術後保護患肢預防感染
6434	遠端脛骨內多向鎖定鋼板左6洞 VLP 3.5MM MED DISTAL TIBIA LOCKING PLATE 6H L 127MMAS:SMITH&NEPHEW72820606	VLP 3.5MM MED DISTAL TIBIA LOCKING PLATE 6H L 127MMAS:SMITH&NEPHEW72820606	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433002	術後保護患肢預防感染
6435	遠端脛骨內多向鎖定鋼板右3洞 VLP 3.5MM MED DISTAL TIBIA LOCKING PLATE 3H R 89MMAS:SMITH&NEPHEW72820703	VLP 3.5MM MED DISTAL TIBIA LOCKING PLATE 3H R 89MMAS:SMITH&NEPHEW72820703	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433002	術後保護患肢預防感染
6436	遠端脛骨內多向鎖定鋼板右6洞 VLP 3.5MM MED DISTAL TIBIA LOCKING PLATE 6H R 127MMAS:SMITH&NEPHEW72820706	VLP 3.5MM MED DISTAL TIBIA LOCKING PLATE 6H R 127MMAS:SMITH&NEPHEW72820706	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433002	術後保護患肢預防感染
6437	遠端腓骨後多向鎖定鋼板左5洞 VLP 3.5MM POST LAT DISTAL FIB LOCKING PLATE 5H L 62MMAS:SMITH&NEPHEW72820805	VLP 3.5MM POST LAT DISTAL FIB LOCKING PLATE 5H L 62MMAS:SMITH&NEPHEW72820805	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433003	術後保護患肢預防感染
6438	遠端腓骨後多向鎖定鋼板左6洞 VLP 3.5MM POST LAT DISTAL FIB LOCKING PLATE 6H L 74MMAS:SMITH&NEPHEW72820806	VLP 3.5MM POST LAT DISTAL FIB LOCKING PLATE 6H L 74MMAS:SMITH&NEPHEW72820806	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433003	術後保護患肢預防感染
6439	遠端腓骨後多向鎖定鋼板左7洞 VLP 3.5MM POST LAT DISTAL FIB LOCKING PLATE 7H L 86MMAS:SMITH&NEPHEW72820807	VLP 3.5MM POST LAT DISTAL FIB LOCKING PLATE 7H L 86MMAS:SMITH&NEPHEW72820807	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433003	術後保護患肢預防感染
6440	遠端腓骨後多向鎖定鋼板右5洞 VLP 3.5MM POST LAT DISTAL FIB LOCKING PLATE 5H R 62MMAS:SMITH&NEPHEW72820905	VLP 3.5MM POST LAT DISTAL FIB LOCKING PLATE 5H R 62MMAS:SMITH&NEPHEW72820905	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433003	術後保護患肢預防感染
6441	遠端腓骨後多向鎖定鋼板右6洞 VLP 3.5MM POST LAT DISTAL FIB LOCKING PLATE 6H R 74MMAS:SMITH&NEPHEW72820906	VLP 3.5MM POST LAT DISTAL FIB LOCKING PLATE 6H R 74MMAS:SMITH&NEPHEW72820906	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433003	術後保護患肢預防感染
6442	遠端腓骨後多向鎖定鋼板右7洞 VLP 3.5MM POST LAT DISTAL FIB LOCKING PLATE 7H R 86MMAS:SMITH&NEPHEW72820907	VLP 3.5MM POST LAT DISTAL FIB LOCKING PLATE 7H R 86MMAS:SMITH&NEPHEW72820907	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433003	術後保護患肢預防感染
6443	遠端腓骨外多向鎖定鋼板左3洞 VLP 3.5MM LAT DISTAL FIB LOCKING PLATE 3H L 59MMAS:SMITH&NEPHEW72821003	VLP 3.5MM LAT DISTAL FIB LOCKING PLATE 3H L 59MMAS:SMITH&NEPHEW72821003	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433003	術後保護患肢預防感染
6444	遠端腓骨外多向鎖定鋼板左5洞 VLP 3.5MM LAT DISTAL FIB LOCKING PLATE 5H L 83MMAS:SMITH&NEPHEW72821005	VLP 3.5MM LAT DISTAL FIB LOCKING PLATE 5H L 83MMAS:SMITH&NEPHEW72821005	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433003	術後保護患肢預防感染
6445	遠端腓骨外多向鎖定鋼板左7洞 VLP 3.5MM LAT DISTAL FIB LOCKING PLATE 7H L 107MMAS:SMITH&NEPHEW72821007	VLP 3.5MM LAT DISTAL FIB LOCKING PLATE 7H L 107MMAS:SMITH&NEPHEW72821007	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433003	術後保護患肢預防感染
6446	遠端腓骨外多向鎖定鋼板左9洞 VLP 3.5MM LAT DISTAL FIB LOCKING PLATE 9H L 131MMAS:SMITH&NEPHEW72821009	VLP 3.5MM LAT DISTAL FIB LOCKING PLATE 9H L 131MMAS:SMITH&NEPHEW72821009	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433003	術後保護患肢預防感染
6447	遠端腓骨外多向鎖定鋼板左11洞 VLP 3.5MM LAT DISTAL FIB LOCKING PLATE 11H L 155MMAS:SMITH&NEPHEW72821011	VLP 3.5MM LAT DISTAL FIB LOCKING PLATE 11H L 155MMAS:SMITH&NEPHEW72821011	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433003	術後保護患肢預防感染
6448	遠端腓骨外多向鎖定鋼板右3洞 VLP 3.5MM LAT DISTAL FIB LOCKING PLATE 3H R 59MMAS:SMITH&NEPHEW72822003	VLP 3.5MM LAT DISTAL FIB LOCKING PLATE 3H R 59MMAS:SMITH&NEPHEW72822003	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433003	術後保護患肢預防感染
6449	遠端腓骨外多向鎖定鋼板右5洞 VLP 3.5MM LAT DISTAL FIB LOCKING PLATE 5H R 83MMAS:SMITH&NEPHEW72822005	VLP 3.5MM LAT DISTAL FIB LOCKING PLATE 5H R 83MMAS:SMITH&NEPHEW72822005	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433003	術後保護患肢預防感染
6450	遠端腓骨外多向鎖定鋼板右7洞 VLP 3.5MM LAT DISTAL FIB LOCKING PLATE 7H R 107MMAS:SMITH&NEPHEW72822007	VLP 3.5MM LAT DISTAL FIB LOCKING PLATE 7H R 107MMAS:SMITH&NEPHEW72822007	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433003	術後保護患肢預防感染
6451	遠端腓骨外多向鎖定鋼板右9洞 VLP 3.5MM LAT DISTAL FIB LOCKING PLATE 9H R 131MMAS:SMITH&NEPHEW72822009	VLP 3.5MM LAT DISTAL FIB LOCKING PLATE 9H R 131MMAS:SMITH&NEPHEW72822009	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433003	術後保護患肢預防感染

6452	遠端腓骨外多向鎖定鋼板右11洞 VLP 3.5MM LAT DISTAL FIB LOCKING PLATE 11H R 155MMAS:SMITH&NEPHEW72822011	VLP 3.5MM LAT DISTAL FIB LOCKING PLATE 11H R 155MMAS:SMITH&NEPHEW72822011	用於骨折固定之手術，健保鋼板無多向互鎖式設計，Smith&nephew，多向鎖定功能可提供植入人體的最佳穩定度	異物感，疼痛感	解剖型骨板，服貼骨頭，可多向角度骨釘骨板，完整的固定關節面骨折，使關節可及早恢復活動	更穩地的固定關節面骨折處	64500	FBZ021433003	術後保護患肢預防感染
6453	艾地可周邊血管攝影導管 OPTICROSS 18 PERIPHERAL IMAGING CATHETER 3.6FX135CM AS:BOSTON SCIENTIFIC H7493932700180	OPTICROSS 18 PERIPHERAL IMAGING CATHETER3.6FX135CM AS:BOSTON SCIENTIFIC H7493932700180	週邊血管介入血管內超音波使用，目的為血管內超音波診斷病灶狀況	過敏反應，栓塞，血腫或感染的情況下不建議使用	週邊血管介入血管內超音波診斷使用，主要目的為經血管內超音波診斷，可讓醫師準確判斷血管內病灶狀況，已利下一步相關治療方針	無健保品項，目前申請健品中	45500	CGZ029268001	不可用於過度扭曲的血管
6454	超音波識波刀儀轉換器 "ULTRACISION" HAND PIECE 1X2 HARMONIC AS:ETHICON HP054	"ULTRACISION" HAND PIECE 1X2 HARMONIC AS:ETHICON HP054	本產品適用於控制出血並且將熱傷害減輕到最低的情況下，將軟組織切開。此器械可當作電燒、雷射和不鏽鋼手術刀的輔助或替代物，並運用於一般外科、小兒科、婦產科、泌尿科及其他開腹性及內視鏡手術。	超音波刀並無直接之副作用，如同其它能量器械，需注意勿將剛作用完之刀面直接碰觸重要神經血管以免餘溫影響組織。	同步將組織凝結並切割，有效減少術中的出血，與其他止血材料的使用機率。多功能使用器械減少器械進出頻率，節省手術時間進而降低麻醉劑量的使用與風險。精細設計的作用面符合高階微創手術精緻度的要求，對周遭組織帶來最小的側向熱傷害，保護重要神經血管不受損傷。	1.作用溫度較低，側向熱傷害亦較小，保護周遭重要組織，術後復原效果佳。.2.止血同時切割最高達5mm血管，淋巴管，術後引流量較低進而減少引流管放置,時間.3.多功能器械節省多種器械更換與進出時間，節省手術時間與麻醉復原時間.	1400	SAY008772001	1.外科手術切割軟組織、剪斷及凝閉5mm以內之血管。.2.本器械禁止使用於骨骼之切割。.3.本器械不適用於作為避孕用途的輸卵管結紮。
6455	雅氏頸椎前路椎間融合系統 4x14x11.5mm 5° AS:"B.Braun"Aesculap SO254P	CeSpace XP Anterior Cervical Interbody Fusion System 4x14x11.5mm 5° AS:"B.Braun"Aesculap SO254P	1.本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎C2-T1。2.椎間盤退化性疾病或不穩定。	手術可能造成風險如：神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過度牽引或創傷，移除支撐骨質造成的椎間盤高度損失。	材質為PEEK-OPTIMA及符合X光標記的鈦合金	1.材質較好骨融合性強。2.初後期穩定性高。3.工具完整安全性高4.健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasmapro塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上。	88000	FBZ030113001	1.需由專業外科醫師使用。2.不可給使用由不同廠商所供應之模組式元件。3.避免在植入物附近使用高頻手術器械以防破壞植入物。
6456	雅氏頸椎前路椎間融合系統 5x14x11.5mm 5° AS:"B.Braun"Aesculap SO255P	CeSpace XP Anterior Cervical Interbody Fusion System 5x14x11.5mm 5° AS:"B.Braun"Aesculap SO255P	1.本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎C2-T1。2.椎間盤退化性疾病或不穩定。	手術可能造成風險如：神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過度牽引或創傷，移除支撐骨質造成的椎間盤高度損失。	材質為PEEK-OPTIMA及符合X光標記的鈦合金	1.材質較好骨融合性強。2.初後期穩定性高。3.工具完整安全性高4.健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasmapro塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上。	88000	FBZ030113001	1.需由專業外科醫師使用。2.不可給使用由不同廠商所供應之模組式元件。3.避免在植入物附近使用高頻手術器械以防破壞植入物。
6457	雅氏頸椎前路椎間融合系統 6x14x11.5mm 5° AS:"B.Braun"Aesculap SO256P	CeSpace XP Anterior Cervical Interbody Fusion System 6x14x11.5mm 5° AS:"B.Braun"Aesculap SO256P	1.本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎C2-T1。2.椎間盤退化性疾病或不穩定。	手術可能造成風險如：神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過度牽引或創傷，移除支撐骨質造成的椎間盤高度損失。	材質為PEEK-OPTIMA及符合X光標記的鈦合金	1.材質較好骨融合性強。2.初後期穩定性高。3.工具完整安全性高4.健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasmapro塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上。	88000	FBZ030113001	1.需由專業外科醫師使用。2.不可給使用由不同廠商所供應之模組式元件。3.避免在植入物附近使用高頻手術器械以防破壞植入物。
6458	雅氏頸椎前路椎間融合系統 7x14x11.5mm 5° AS:"B.Braun"Aesculap SO257P	CeSpace XP Anterior Cervical Interbody Fusion System 7x14x11.5mm 5° AS:"B.Braun"Aesculap SO257P	1.本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎C2-T1。2.椎間盤退化性疾病或不穩定。	手術可能造成風險如：神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過度牽引或創傷，移除支撐骨質造成的椎間盤高度損失。	材質為PEEK-OPTIMA及符合X光標記的鈦合金	1.材質較好骨融合性強。2.初後期穩定性高。3.工具完整安全性高4.健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasmapro塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上。	88000	FBZ030113001	1.需由專業外科醫師使用。2.不可給使用由不同廠商所供應之模組式元件。3.避免在植入物附近使用高頻手術器械以防破壞植入物。
6459	雅氏頸椎前路椎間融合系統 8x14x11.5mm 5° AS:"B.Braun"Aesculap SO258P	CeSpace XP Anterior Cervical Interbody Fusion System 8x14x11.5mm 5° AS:"B.Braun"Aesculap SO258P	1.本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎C2-T1。2.椎間盤退化性疾病或不穩定。	手術可能造成風險如：神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過度牽引或創傷，移除支撐骨質造成的椎間盤高度損失。	材質為PEEK-OPTIMA及符合X光標記的鈦合金	1.材質較好骨融合性強。2.初後期穩定性高。3.工具完整安全性高4.健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasmapro塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上。	88000	FBZ030113001	1.需由專業外科醫師使用。2.不可給使用由不同廠商所供應之模組式元件。3.避免在植入物附近使用高頻手術器械以防破壞植入物。
6460	雅氏頸椎前路椎間融合系統 4x16x13.5mm 5° AS:"B.Braun"Aesculap SO274P	CeSpace XP Anterior Cervical Interbody Fusion System 4x16x13.5mm 5° AS:"B.Braun"Aesculap SO274P	1.本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎C2-T1。2.椎間盤退化性疾病或不穩定。	手術可能造成風險如：神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過度牽引或創傷，移除支撐骨質造成的椎間盤高度損失。	材質為PEEK-OPTIMA及符合X光標記的鈦合金	1.材質較好骨融合性強。2.初後期穩定性高。3.工具完整安全性高4.健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasmapro塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上。	88000	FBZ030113001	1.需由專業外科醫師使用。2.不可給使用由不同廠商所供應之模組式元件。3.避免在植入物附近使用高頻手術器械以防破壞植入物。
6461	雅氏頸椎前路椎間融合系統 5x16x13.5mm 5° AS:"B.Braun"Aesculap SO275P	CeSpace XP Anterior Cervical Interbody Fusion System 5x16x13.5mm 5° AS:"B.Braun"Aesculap SO275P	1.本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎C2-T1。2.椎間盤退化性疾病或不穩定。	手術可能造成風險如：神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過度牽引或創傷，移除支撐骨質造成的椎間盤高度損失。	材質為PEEK-OPTIMA及符合X光標記的鈦合金	1.材質較好骨融合性強。2.初後期穩定性高。3.工具完整安全性高4.健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasmapro塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上。	88000	FBZ030113001	1.需由專業外科醫師使用。2.不可給使用由不同廠商所供應之模組式元件。3.避免在植入物附近使用高頻手術器械以防破壞植入物。
6462	雅氏頸椎前路椎間融合系統 6x16x13.5mm 5° AS:"B.Braun"Aesculap SO276P	CeSpace XP Anterior Cervical Interbody Fusion System 6x16x13.5mm 5° AS:"B.Braun"Aesculap SO276P	1.本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎C2-T1。2.椎間盤退化性疾病或不穩定。	手術可能造成風險如：神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過度牽引或創傷，移除支撐骨質造成的椎間盤高度損失。	材質為PEEK-OPTIMA及符合X光標記的鈦合金	1.材質較好骨融合性強。2.初後期穩定性高。3.工具完整安全性高4.健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasmapro塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上。	88000	FBZ030113001	1.需由專業外科醫師使用。2.不可給使用由不同廠商所供應之模組式元件。3.避免在植入物附近使用高頻手術器械以防破壞植入物。
6463	雅氏頸椎前路椎間融合系統 7x16x13.5mm 5° AS:"B.Braun"Aesculap SO277P	CeSpace XP Anterior Cervical Interbody Fusion System 7x16x13.5mm 5° AS:"B.Braun"Aesculap SO277P	1.本產品透過前路，用於單節段、及多節段椎間融合術穩定頸椎C2-T1。2.椎間盤退化性疾病或不穩定。	手術可能造成風險如：神經系統的併發症造成神經根或硬膜的過度牽引或創傷，移除支撐骨質造成的椎間盤高度損失。	材質為PEEK-OPTIMA及符合X光標記的鈦合金	1.材質較好骨融合性強。2.初後期穩定性高。3.工具完整安全性高4.健保品項材質為PEEK，本產品表層具有plasmapro塗層，更能夠增加骨融合機率及生長附著於植入物上。	88000	FBZ030113001	1.需由專業外科醫師使用。2.不可給使用由不同廠商所供應之模組式元件。3.避免在植入物附近使用高頻手術器械以防破壞植入物。
6464	賽恩司頸椎椎間盤植入物 17MM*13MM, HT 5.25MM AS:賽恩司11EPDC1-H1S	DISCOCERV CERVICAL DISC PROSTHESIS 17MM*13MM, HT 5.25MM AS:SCIENT'X 11EPDC1-H1S	本產品是用用於頸椎第3節(C3)到第7節(C7)單節的頸椎椎間盤退化性疾病，適應症包括：椎間盤退化、椎間盤突出、經內科治療無效之頸部椎間盤退化，合併神經功能不足之神經根病變。目前無類似健保給付產品。	1.感染。2.術後植入物的移位。3.自發性的骨融合。4.若發生融合以影響脊椎關節置換術相關的關節脫臼。5.對植入物的材質不適。	本產品是用用於頸椎第3節(C3)到第7節(C7)單節的頸椎椎間盤退化性疾病，適應症包括：椎間盤退化、椎間盤突出、經內科治療無效之頸部椎間盤退化，合併神經功能不足之神經根病變。目前無類似健保給付產品。	提供健保品沒有的頸椎活動性	241000	FBZ021788001	1.過度移除骨終板。2.選擇不當尺寸的椎間盤植物。3.強迫裝入置換物導致脊椎斷裂。4.小心避免過度切除鈎骨，會使脊椎骨版變脆弱。5.不可含有樹脂或乳膠材質的產品一起使用。
6465	艾布杜斯螺旋固定血管內固定錨系統 APTUS HELI-FX ENDO ANCHOR SYSTEM AS:MEDTRONIC SA-85	APTUS HELI-FX ENDO ANCHOR SYSTEM AS:MEDTRONIC SA-85	本系統適用於提供血管內主動脈覆膜支架移植物和原生動脈之間的固定和封合。本系統適用於血管內覆膜支架移植物已出現位移或滲漏或面臨此類併發症風險的病患，其必須增加徑向固定和/或封合才能重新獲得或維持適當的動脈瘤隔離。	請詳讀所有的指示，未正確遵照使用說明、警告與注意事項，可能會導致嚴重的後果或造成病患受傷。	本系統適用於提供血管內主動脈覆膜支架移植物和原生動脈之間的固定和封合。本系統適用於血管內覆膜支架移植物已出現位移或滲漏或面臨此類併發症風險的病患，其必須增加徑向固定和/或封合才能重新獲得或維持適當的動脈瘤隔離。	無健保品。	334000	CBZ029438001	請務必參考隨附之覆膜支架移植物系統或與血管內固定錨併用之組件的使用說明，以確保接受覆膜支架移植物裝置的相關訓練和使用技巧。
6467	艾布杜斯螺旋固定血管內固定錨系統 APTUS HELI-FX ENDO ANCHOR SYSTEM AS:MEDTRONIC HA-18-114	APTUS HELI-FX ENDO ANCHOR SYSTEM AS:MEDTRONIC HA-18-114	本系統適用於提供血管內主動脈覆膜支架移植物和原生動脈之間的固定和封合。本系統適用於血管內覆膜支架移植物已出現位移或滲漏或面臨此類併發症風險的病患，其必須增加徑向固定和/或封合才能重新獲得或維持適當的動脈瘤隔離。	請詳讀所有的指示，未正確遵照使用說明、警告與注意事項，可能會導致嚴重的後果或造成病患受傷。	本系統適用於提供血管內主動脈覆膜支架移植物和原生動脈之間的固定和封合。本系統適用於血管內覆膜支架移植物已出現位移或滲漏或面臨此類併發症風險的病患，其必須增加徑向固定和/或封合才能重新獲得或維持適當的動脈瘤隔離。	無健保品。	334000	CBZ029438002	請務必參考隨附之覆膜支架移植物系統或與血管內固定錨併用之組件的使用說明，以確保接受覆膜支架移植物裝置的相關訓練和使用技巧。
6470	水凝膠源管塞 0.3MM D X 2.5MM L AS:OASIS 6303	FORM FIT HYDROGEL INTRACANALICULAR PLUG 0.3MM D X 2.5MM L AS:OASIS 6303	因可選擇其他方式且價格相較昂貴，故不納入健保給付。	無明顯之副作用	1.作用原理:熱作用膨脹,冷作用萎縮。2.植入完成後，產品與淚小管完全密合不外露，不易產生異物感不易脫落。3.Preloaded(產品出廠時已預載於植入器內)設計，降低感染機率。4.單一滅菌包裝，單一尺寸，無需擔心尺寸不合所造成的併發症。5.常溫保存運送，不需冷藏。	此品項類別無健保支付品項	3710	TBZ025365001	1.不可重複滅菌使用。2.避免存放於過度潮濕環境。3.使用過程中避免造成淚小管穿孔
6471	狄柏密尿失禁子宮陰道懸吊 不可吸收複合織片 3X17CM AS:DIPROMED CSP0317	URO-GYNAECOLOGICAL INGYNE HALBAMESH 3X17CM AS:DIPROMED CSP0317	器官脫垂嚴重，經醫師判定需經由腹腔鏡手術將器官復位。	植入異物體有可能造成置放處移位和血腫，血清腫,?管形成,和發炎等現象，如果發生此現象，可能需將本產品移除。	系統由單股聚丙烯長纖維及一層聚丙烯薄膜組成之輕質型，非吸收性網帶狀織片可減少黏粘，手術操作較現有品方便及省時。	健保給付無此品項。	28750	FGZ029628003	產品須由熟悉手術過程之專業醫師操作，並請留意包裝如已損害,請勿使用。
6472	狄柏密尿失禁子宮陰道懸吊 不可吸收複合織片 3X16CM AS:DIPROMED CSP030616	URO-GYNAECOLOGICAL INGYNE HALBAMESH 3X16CM AS:DIPROMED CSP030616	器官脫垂嚴重，經醫師判定需經由腹腔鏡手術將器官復位。	植入異物體有可能造成置放處移位和血腫，血清腫,?管形成,和發炎等現象，如果發生此現象，可能需將本產品移除。	系統由單股聚丙烯長纖維及一層聚丙烯薄膜組成之輕質型，非吸收性網帶狀織片可減少黏粘，手術操作較現有品方便及省時。	健保給付無此品項。	28750	FGZ029628004	產品須由熟悉手術過程之專業醫師操作，並請留意包裝如已損害,請勿使用。
6473	狄柏密尿失禁子宮陰道懸吊 不可吸收複合織片 3X20CM AS:DIPROMED CSP03050620	URO-GYNAECOLOGICAL INGYNE HALBAMESH 3X20CM AS:DIPROMED CSP03050620	器官脫垂嚴重，經醫師判定需經由腹腔鏡手術將器官復位。	植入異物體有可能造成置放處移位和血腫，血清腫,?管形成,和發炎等現象，如果發生此現象，可能需將本產品移除。	系統由單股聚丙烯長纖維及一層聚丙烯薄膜組成之輕質型，非吸收性網帶狀織片可減少黏粘，手術操作較現有品方便及省時。	健保給付無此品項。	28750	FGZ029628003	產品須由熟悉手術過程之專業醫師操作，並請留意包裝如已損害,請勿使用。
6474	狄柏密尿失禁子宮陰道懸吊 不可吸收複合織片 5X17CM AS:DIPROMED CSP0517	URO-GYNAECOLOGICAL INGYNE HALBAMESH 5X17CM AS:DIPROMED CSP0517	器官脫垂嚴重，經醫師判定需經由腹腔鏡手術將器官復位。	植入異物體有可能造成置放處移位和血腫，血清腫,?管形成,和發炎等現象，如果發生此現象，可能需將本產品移除。	系統由單股聚丙烯長纖維及一層聚丙烯薄膜組成之輕質型，非吸收性網帶狀織片可減少黏粘，手術操作較現有品方便及省時。	健保給付無此品項。	28750	FGZ029628003	產品須由熟悉手術過程之專業醫師操作，並請留意包裝如已損害,請勿使用。
6475	脊椎後方固定系統 螺釘 POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM SCREW7.5X40MM AS:COSMICMIA CS 2600-7-40	POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM SCREW7.5X40MM AS:COSMICMIA CS 2600-7-40	胸、腰及薦椎錯位的手術矯正、固定及穩定，此產品設計上搭配工具可使用於微創手術，又螺釘表面有HA Conting，以提昇骨融合的效益，而在螺釘上有活動機制可達到減緩脊椎臨關節病變的產生，以延長病人使用的壽命及病變復發率。	病患過胖或骨質密度不足不宜使用	螺釘釘頭做榫鉚設計，於病人術後可維持矢狀面的穩定活動；釘身作中空設計並以人工骨HA coating，可增加釘子與脊柱的摩擦力，增進動態系統的穩定度；螺釘為滅菌包裝，以降低使用單位滅菌成本。	健保品無動態效果，無法降低鄰近節退化；本產品為動態穩定系統，可有效降低及預防鄰近節退化。	32600	FBZ022873002	螺釘及滑桿為滅菌包裝，使用時先確認尺寸再拆封。

6476	脊椎後方固定系統 螺釘 POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM SCREW7.5X45MM AS:COSMICMIA CS 2600-7-45	POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM SCREW7.5X45MM AS:COSMICMIA CS 2600-7-45	胸、腰及薦椎錯位的手術矯正、固定及穩定，此產品設計上搭配工具可使用於微創手術，又螺釘表面有HA Conting，以提昇骨融合的效益，而在螺釘上有活動機制可達到減緩脊椎臨關節病變的產生，以延長病人使用的壽命及病變復發率。	病患過胖或骨質密度不足不宜使用	螺釘釘頭做榫紐設計，於病人術後可維持矢狀面的穩定活動；釘身作中空設計並以人工骨HA coating，可增加釘子與脊柱的摩擦力，增進動態系統的穩定度；螺釘為滅菌包裝，以降低使用單位滅菌成本。	健保品無動態效果，無法降低鄰近節退化；本產品為動態穩定系統，可有效降低及預防鄰近節退化。	32600	FBZ022873002	螺釘及滑桿為滅菌包裝，使用時先確認尺寸再拆封。
6477	亞比斯可拉膠原蛋白骨填物 ABC COLLA COLLAGEN BONE GRAFT Ψ 10MMX10MMAS:ACRO ABG53H0	ABC COLLA COLLAGEN BONE GRAFT Ψ 10MMX10MMAS:ACRO ABG53H0	唯一純天然膠原基質骨。台灣專利証明。美國 F D A Approval1. 無狂牛症或其他病毒感染風險。2. 多孔性結構促進組胞與血管新生。3. 主要成分為氫氧基磷灰石(Hydroxyapatite)；Ca/P比率為1.66與人骨相近。 9. 具可吸收性，隨時間被自體骨骼組織轉化。	根據手術部位，可能的副作用包含但不限於：破裂、水腫、感染、血腫、或血漿累積	1. 無狂牛症或其他病毒感染風險。2. 多孔性結構促進組胞與血管新生。3. 主要成分為氫氧基磷灰石(Hydroxyapatite)；Ca/P比率為1.66與人骨相近。4. 良好的親水性，臨床操作性佳。10. 具可吸收性，隨時間被自體骨骼組織轉化。	唯一純天然膠原基質骨。	25000	FBZ005924003	本產品為一次性使用之產品，使用前如發現包裝破損，請勿使用
6478	亞比斯可拉膠原蛋白骨填物 ABC COLLA COLLAGEN BONE GRAFT Ψ 10MMX15MMAS:ACRO ABG54H0	ABC COLLA COLLAGEN BONE GRAFT Ψ10MMX15MMAS:ACRO ABG54H0	唯一純天然膠原基質骨。台灣專利証明。美國 F D A Approval1. 無狂牛症或其他病毒感染風險。2. 多孔性結構促進組胞與血管新生。3. 主要成分為氫氧基磷灰石(Hydroxyapatite)；Ca/P比率為1.66與人骨相近。10. 具可吸收性，隨時間被自體骨骼組織轉化。	根據手術部位，可能的副作用包含但不限於：破裂、水腫、感染、血腫、或血漿累積	1. 無狂牛症或其他病毒感染風險。2. 多孔性結構促進組胞與血管新生。3. 主要成分為氫氧基磷灰石(Hydroxyapatite)；Ca/P比率為1.66與人骨相近。4. 良好的親水性，臨床操作性佳。11. 具可吸收性，隨時間被自體骨骼組織轉化。	唯一純天然膠原基質骨。	35000	FBZ005924006	本產品為一次性使用之產品，使用前如發現包裝破損，請勿使用
6479	優勝妥脊椎後側固定系統 螺釘 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREW POLYAXIAL5.5X30MM AS:ULRICH CS 3802-055-030	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREWPOLYAXIAL 5.5X30MM AS:ULRICH CS 3802-055-030	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低腫瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	25500	FBZ027640003	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6480	優勝妥脊椎後側固定系統 螺釘 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREW POLYAXIAL5.5X35MM AS:ULRICH CS 3802-055-035	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREWPOLYAXIAL 5.5X35MM AS:ULRICH CS 3802-055-035	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低腫瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	25500	FBZ027640003	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6481	優勝妥脊椎後側固定系統 螺釘 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREW POLYAXIAL5.5X40MM AS:ULRICH CS 3802-055-040	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREWPOLYAXIAL 5.5X40MM AS:ULRICH CS 3802-055-040	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低腫瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	25500	FBZ027640003	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6482	優勝妥脊椎後側固定系統 螺釘 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREW POLYAXIAL5.5X45MM AS:ULRICH CS 3802-055-045	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREWPOLYAXIAL 5.5X45MM AS:ULRICH CS 3802-055-045	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低腫瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	25500	FBZ027640003	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6483	優勝妥脊椎後側固定系統 螺釘 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREW POLYAXIAL6.5X30MM AS:ULRICH CS 3802-065-030	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREWPOLYAXIAL 6.5X30MM AS:ULRICH CS 3802-065-030	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低腫瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	25500	FBZ027640003	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6484	安傑特血栓清除導管組 ANGIOJET AVX OVER-THE-WIRE THROMBECTOMY SET 6FR 3MMX50CM AS:BOSTON 105039-003	ANGIOJET AVX OYER-THE-WIRE THROMBECTOMY SET 6FR 3MMX50CM AS:BOSTON 105039-003	用於分解並清除動靜脈問血管通路中的血栓。AVX/ Solent Prox/ Solent Omni/ Solent Dista/ ZelanteDVT 分別適用於：上肢與下肢周邊動脈血管、上肢周邊靜脈血管、髂股靜脈與下肢靜脈血管。	不良反應包含：碎片栓塞引起遠端血管阻塞而導致灌流不足或組織壞死，可能出現心律失常、因血紅蛋白血症而引起腎臟、胰臟或其他不良事件。	安傑特血栓清除導管組需與多用途AngioJet Ultra Console控制台搭配使用，且依據動靜脈血管直徑大小而設計出AVX/ Solent Prox/ Solent Omni/ Solent Dista/ ZelanteDVT導管。	無相似的健保品項。	113000	HHZ028794001	血栓清除導管組不適用於：血管內手術禁忌的病患、使用導線無法到達病灶位置的病患以及無法使用造影劑的病患。
6485	安傑特血栓清除導管組 ANGIOJET SOLENT PROXI OVER-THE-WIRE SET 6FR 3MMX90CM AS:BOSTON 109676-004	ANGIOJET SOLENT PROXI OVER-THE-WIRE THROMBECTOMY SET 6FR 3MMX90CM AS:BOSTON 109676-004	用於分解並清除動靜脈問血管通路中的血栓。AVX/ Solent Prox/ Solent Omni/ Solent Dista/ ZelanteDVT 分別適用於：上肢與下肢周邊動脈血管、上肢周邊靜脈血管、髂股靜脈與下肢靜脈血管。	不良反應包含：碎片栓塞引起遠端血管阻塞而導致灌流不足或組織壞死，可能出現心律失常、因血紅蛋白血症而引起腎臟、胰臟或其他不良事件。	安傑特血栓清除導管組需與多用途AngioJet Ultra Console控制台搭配使用，且依據動靜脈血管直徑大小而設計出AVX/ Solent Prox/ Solent Omni/ Solent Dista/ ZelanteDVT導管。	無相似的健保品項。	113000	HHZ028794002	血栓清除導管組不適用於：血管內手術禁忌的病患、使用導線無法到達病灶位置的病患以及無法使用造影劑的病患。
6486	安傑特血栓清除導管組 ANGIOJET SOLENT OMNI OVER-THE-WIRE SET 6FR 3MMX120CM AS:BOSTON 109681-004	ANGIOJET SOLENT OMNI OVER-THE-WIRE THROMBECTOMY SET 6FR 3MMX120CM AS:BOSTON 109681-004	用於分解並清除動靜脈問血管通路中的血栓。AVX/ Solent Prox/ Solent Omni/ Solent Dista/ ZelanteDVT 分別適用於：上肢與下肢周邊動脈血管、上肢周邊靜脈血管、髂股靜脈與下肢靜脈血管。	不良反應包含：碎片栓塞引起遠端血管阻塞而導致灌流不足或組織壞死，可能出現心律失常、因血紅蛋白血症而引起腎臟、胰臟或其他不良事件。	安傑特血栓清除導管組需與多用途AngioJet Ultra Console控制台搭配使用，且依據動靜脈血管直徑大小而設計出AVX/ Solent Prox/ Solent Omni/ Solent Dista/ ZelanteDVT導管。	無相似的健保品項。	113000	HHZ028794002	血栓清除導管組不適用於：血管內手術禁忌的病患、使用導線無法到達病灶位置的病患以及無法使用造影劑的病患。
6487	安傑特血栓清除導管組 ANGIOJET SOLENT DISTA OVER-THE-WIRE SET 4FR 1.5MMX145CM AS:BOSTON 111303-003	ANGIOJET SOLENT DISTA OVER-THE-WIRE SET THROMBECTOMY SET 4FR 1.5MMX145CM AS:BOSTON 111303-003	用於分解並清除動靜脈問血管通路中的血栓。AVX/ Solent Prox/ Solent Omni/ Solent Dista/ ZelanteDVT 分別適用於：上肢與下肢周邊動脈血管、上肢周邊靜脈血管、髂股靜脈與下肢靜脈血管。	不良反應包含：碎片栓塞引起遠端血管阻塞而導致灌流不足或組織壞死，可能出現心律失常、因血紅蛋白血症而引起腎臟、胰臟或其他不良事件。	安傑特血栓清除導管組需與多用途AngioJet Ultra Console控制台搭配使用，且依據動靜脈血管直徑大小而設計出AVX/ Solent Prox/ Solent Omni/ Solent Dista/ ZelanteDVT導管。	無相似的健保品項。	113000	HHZ028794002	血栓清除導管組不適用於：血管內手術禁忌的病患、使用導線無法到達病灶位置的病患以及無法使用造影劑的病患。
6488	安傑特血栓清除導管組 ANGIOJET ZELANTE DVT OVER-THE-WIRE 8FR 6MMX105CM AS:BOSTON 114610-002	ANGIOJET SOLENT DISTA OVER-THE-WIRE SET THROMBECTOMY SET 8FR 6MMX105CM AS:BOSTON 114610-002	用於分解並清除動靜脈問血管通路中的血栓。AVX/ Solent Prox/ Solent Omni/ Solent Dista/ ZelanteDVT 分別適用於：上肢與下肢周邊動脈血管、上肢周邊靜脈血管、髂股靜脈與下肢靜脈血管。	不良反應包含：碎片栓塞引起遠端血管阻塞而導致灌流不足或組織壞死，可能出現心律失常、因血紅蛋白血症而引起腎臟、胰臟或其他不良事件。	安傑特血栓清除導管組需與多用途AngioJet Ultra Console控制台搭配使用，且依據動靜脈血管直徑大小而設計出AVX/ Solent Prox/ Solent Omni/ Solent Dista/ ZelanteDVT導管。	無相似的健保品項。	113000	HHZ028794003	血栓清除導管組不適用於：血管內手術禁忌的病患、使用導線無法到達病灶位置的病患以及無法使用造影劑的病患。
6489	斯佛瑞導線 0.035/275CM AS:BOSTON H74939407L0	SAFARI 2 TAVR/TAVI GUIDEWIRE 0.035/275CM LARGECURVEAS:BOSTON H74939407L0	本導線有助於將介入裝置插入及置入心室內，包括經導管主動脈瓣手術過程中使用的裝置。	所有有關使用介入性導線的可能副作用均可能發生。不良反應包括: 過敏反應、空氣栓塞、血栓栓塞、血腫、流血、出血、感染或敗血症。詳細細節請參考該產品仿單。	本導線有助於將介入裝置插入及置入心室內，包括經導管主動脈瓣手術過程中使用的裝置。	N/A	25300	CGZ026959001	本導線不適用於腦血管或冠狀動脈
6490	斯佛瑞導線 0.035/275CM AS:BOSTON H74939407S0	SAFARI 2 TAVR/TAVI GUIDEWIRE 0.035/275CM SMALL CURVEAS:BOSTON H74939407S0	本導線有助於將介入裝置插入及置入心室內，包括經導管主動脈瓣手術過程中使用的裝置。	所有有關使用介入性導線的可能副作用均可能發生。不良反應包括: 過敏反應、空氣栓塞、血栓栓塞、血腫、流血、出血、感染或敗血症。詳細細節請參考該產品仿單。	本導線有助於將介入裝置插入及置入心室內，包括經導管主動脈瓣手術過程中使用的裝置。	N/A	25300	CGZ026959001	本導線不適用於腦血管或冠狀動脈
6491	斯佛瑞導線 0.035/275CM AS:BOSTON H74939407XS0	SAFARI 2 TAVR/TAVI GUIDEWIRE 0.035/275CM EXTRA SMALL CURVEAS:BOSTON H74939407XS0	本導線有助於將介入裝置插入及置入心室內，包括經導管主動脈瓣手術過程中使用的裝置。	所有有關使用介入性導線的可能副作用均可能發生。不良反應包括: 過敏反應、空氣栓塞、血栓栓塞、血腫、流血、出血、感染或敗血症。詳細細節請參考該產品仿單。	本導線有助於將介入裝置插入及置入心室內，包括經導管主動脈瓣手術過程中使用的裝置。	N/A	25300	CGZ026959001	本導線不適用於腦血管或冠狀動脈
6492	安德派思牽引器 ENDOPATH DEXTRUS FIXED-LENGTH ACCESS RETRACTORAS:ETHICON FLR01	ENDOPATH DEXTRUS FIXED-LENGTH ACCESS RETRACTORAS:ETHICON FLR01	組裝後的裝置可在外科醫生將手或手術器械插入腹腔十，維持腹膜內壓力。	無裝置本身的副作用。但配合腹腔鏡手術時，唯有熟悉腹腔鏡手術、經手協助的腹腔鏡手術、及開放手術的人員才可執行，相關併發症是由不熟悉腹腔鏡手術引起。	密封蓋組件為無菌、單次單一病人使用的腹腔通道器械，由固定與可轉定的塑膠環所組成，兩者藉由氨基甲酸酯薄膜所連接。彈性圍環可插入腹部，用以固定器械。牽引器必須配合密封蓋組使用，已建立腹腔內外通道，維持負壓。	健保穿刺器只限腹腔鏡器械進入腹腔，外科醫生無法使用前臂伸入腹腔協助腹腔鏡手術。	2700	TSZ019089001	必須經由熟識腹腔鏡手術、開放式手術人員操作。手術過程中應避免電燒筆、熱源手術刀或尖銳物品穿刺氨基甲酸酯薄膜，以保證腹腔壓力完整性。
6493	安德派思密封蓋 ENDOPATH DEXTRUS SEAL CAP ASSEMBLY AS:ETHICON HAP02	ENDOPATH DEXTRUS SEAL CAP ASSEMBLY AS:ETHICON HAP02	組裝後的裝置可在外科醫生將手或手術器械插入腹腔十，維持腹膜內壓力。	無裝置本身的副作用。但配合腹腔鏡手術時，唯有熟悉腹腔鏡手術、經手協助的腹腔鏡手術、及開放手術的人員才可執行，相關併發症是由不熟悉腹腔鏡手術引起。	密封蓋組件為無菌、單次單一病人使用的腹腔通道器械，由固定與可轉定的塑膠環所組成，兩者藉由氨基甲酸酯薄膜所連接。彈性圍環可插入腹部，用以固定器械。牽引器必須配合密封蓋組使用，已建立腹腔內外通道，維持負壓。	健保穿刺器只限腹腔鏡器械進入腹腔，外科醫生無法使用前臂伸入腹腔協助腹腔鏡手術。	19300	TSZ019089002	必須經由熟識腹腔鏡手術、開放式手術人員操作。手術過程中應避免電燒筆、熱源手術刀或尖銳物品穿刺氨基甲酸酯薄膜，以保證腹腔壓力完整性。

6494	脊椎後方固定系統 螺釘 POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM SCREW5.5X40MM AS:COSMICMIA CS 2600-5-40	POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM SCREW5.5X40MM AS:COSMICMIA CS 2600-5-40	胸、腰及薦椎錯位的手術矯正、固定及穩定，此產品設計上搭配工具可使用於微創手術，又螺釘表面有HA Conting，以提昇骨融合的效益，而在螺釘上有活動機制可達到減緩脊椎臨關節病變的產生，以延長病人使用的壽命及病變復發率。	病患過胖或骨質密度不足不宜使用	螺釘釘頭做樞紐設計，於病人術後可維持矢狀面的穩定活動；釘身作中空設計並以人工骨HA coating，可增加釘子與脊柱的摩擦力，增進動態系統的穩定度；螺釘為滅菌包裝，以降低使用單位滅菌成本。	健保品無動態效果，無法降低鄰近節退化；本產品為動態穩定系統，可有效降低及預防鄰近節退化。	32600	FBZ022873002	螺釘及滑桿為滅菌包裝，使用時先確認尺寸再拆封。
6495	脊椎後方固定系統 螺釘 POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM SCREW5.5X45MM AS:COSMICMIA CS 2600-5-45	POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM SCREW5.5X45MM AS:COSMICMIA CS 2600-5-45	胸、腰及薦椎錯位的手術矯正、固定及穩定，此產品設計上搭配工具可使用於微創手術，又螺釘表面有HA Conting，以提昇骨融合的效益，而在螺釘上有活動機制可達到減緩脊椎臨關節病變的產生，以延長病人使用的壽命及病變復發率。	病患過胖或骨質密度不足不宜使用	螺釘釘頭做樞紐設計，於病人術後可維持矢狀面的穩定活動；釘身作中空設計並以人工骨HA coating，可增加釘子與脊柱的摩擦力，增進動態系統的穩定度；螺釘為滅菌包裝，以降低使用單位滅菌成本。	健保品無動態效果，無法降低鄰近節退化；本產品為動態穩定系統，可有效降低及預防鄰近節退化。	32600	FBZ022873002	螺釘及滑桿為滅菌包裝，使用時先確認尺寸再拆封。
6496	脊椎後方固定系統 螺釘 POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM SCREW6.5X40MM AS:COSMICMIA CS 2600-6-40	POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM SCREW6.5X40MM AS:COSMICMIA CS 2600-6-40	胸、腰及薦椎錯位的手術矯正、固定及穩定，此產品設計上搭配工具可使用於微創手術，又螺釘表面有HA Conting，以提昇骨融合的效益，而在螺釘上有活動機制可達到減緩脊椎臨關節病變的產生，以延長病人使用的壽命及病變復發率。	病患過胖或骨質密度不足不宜使用	螺釘釘頭做樞紐設計，於病人術後可維持矢狀面的穩定活動；釘身作中空設計並以人工骨HA coating，可增加釘子與脊柱的摩擦力，增進動態系統的穩定度；螺釘為滅菌包裝，以降低使用單位滅菌成本。	健保品無動態效果，無法降低鄰近節退化；本產品為動態穩定系統，可有效降低及預防鄰近節退化。	32600	FBZ022873002	螺釘及滑桿為滅菌包裝，使用時先確認尺寸再拆封。
6497	脊椎後方固定系統 螺釘 POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM SCREW6.5X45MM AS:COSMICMIA CS 2600-6-45	POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM SCREW6.5X45MM AS:COSMICMIA CS 2600-6-45	胸、腰及薦椎錯位的手術矯正、固定及穩定，此產品設計上搭配工具可使用於微創手術，又螺釘表面有HA Conting，以提昇骨融合的效益，而在螺釘上有活動機制可達到減緩脊椎臨關節病變的產生，以延長病人使用的壽命及病變復發率。	病患過胖或骨質密度不足不宜使用	螺釘釘頭做樞紐設計，於病人術後可維持矢狀面的穩定活動；釘身作中空設計並以人工骨HA coating，可增加釘子與脊柱的摩擦力，增進動態系統的穩定度；螺釘為滅菌包裝，以降低使用單位滅菌成本。	健保品無動態效果，無法降低鄰近節退化；本產品為動態穩定系統，可有效降低及預防鄰近節退化。	32600	FBZ022873002	螺釘及滑桿為滅菌包裝，使用時先確認尺寸再拆封。
6498	脊椎後方固定系統 螺釘 POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM SCREW6.5X50MM AS:COSMICMIA CS 2600-6-50	POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM SCREW6.5X50MM AS:COSMICMIA CS 2600-6-50	胸、腰及薦椎錯位的手術矯正、固定及穩定，此產品設計上搭配工具可使用於微創手術，又螺釘表面有HA Conting，以提昇骨融合的效益，而在螺釘上有活動機制可達到減緩脊椎臨關節病變的產生，以延長病人使用的壽命及病變復發率。	病患過胖或骨質密度不足不宜使用	螺釘釘頭做樞紐設計，於病人術後可維持矢狀面的穩定活動；釘身作中空設計並以人工骨HA coating，可增加釘子與脊柱的摩擦力，增進動態系統的穩定度；螺釘為滅菌包裝，以降低使用單位滅菌成本。	健保品無動態效果，無法降低鄰近節退化；本產品為動態穩定系統，可有效降低及預防鄰近節退化。	32600	FBZ022873002	螺釘及滑桿為滅菌包裝，使用時先確認尺寸再拆封。
6499	脊椎後方固定系統 固定桿 POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM ROD 6.0X40MM AS:COSMICMIA CS 2608-040	POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM ROD 6.0X40MM AS:COSMICMIA CS 2608-040	胸、腰及薦椎錯位的手術矯正、固定及穩定，此產品設計上搭配工具可使用於微創手術，又螺釘表面有HA Conting，以提昇骨融合的效益，而在螺釘上有活動機制可達到減緩脊椎臨關節病變的產生，以延長病人使用的壽命及病變復發率。	病患過胖或骨質密度不足不宜使用	必須和骨釘一起使用：螺釘釘頭做樞紐設計，於病人術後可維持矢狀面的穩定活動；釘身作中空設計並以人工骨HA coating，可增加釘子與脊柱的摩擦力，增進動態系統的穩定度；螺釘為滅菌包裝，以降低使用單位滅菌成本。	健保品無動態效果，無法降低鄰近節退化；本產品為動態穩定系統，可有效降低及預防鄰近節退化。	8800	FBZ022873003	螺釘及滑桿為滅菌包裝，使用時先確認尺寸再拆封。
6500	脊椎後方固定系統 固定桿 POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM ROD 6.0X50MM AS:COSMICMIA CS 2608-050	POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM ROD 6.0X50MM AS:COSMICMIA CS 2608-050	胸、腰及薦椎錯位的手術矯正、固定及穩定，此產品設計上搭配工具可使用於微創手術，又螺釘表面有HA Conting，以提昇骨融合的效益，而在螺釘上有活動機制可達到減緩脊椎臨關節病變的產生，以延長病人使用的壽命及病變復發率。	病患過胖或骨質密度不足不宜使用	必須和骨釘一起使用：螺釘釘頭做樞紐設計，於病人術後可維持矢狀面的穩定活動；釘身作中空設計並以人工骨HA coating，可增加釘子與脊柱的摩擦力，增進動態系統的穩定度；螺釘為滅菌包裝，以降低使用單位滅菌成本。	健保品無動態效果，無法降低鄰近節退化；本產品為動態穩定系統，可有效降低及預防鄰近節退化。	8800	FBZ022873003	螺釘及滑桿為滅菌包裝，使用時先確認尺寸再拆封。
6501	脊椎後方固定系統 固定桿 POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM ROD 6.0X60MM AS:COSMICMIA CS 2608-060	POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM ROD 6.0X60MM AS:COSMICMIA CS 2608-060	胸、腰及薦椎錯位的手術矯正、固定及穩定，此產品設計上搭配工具可使用於微創手術，又螺釘表面有HA Conting，以提昇骨融合的效益，而在螺釘上有活動機制可達到減緩脊椎臨關節病變的產生，以延長病人使用的壽命及病變復發率。	病患過胖或骨質密度不足不宜使用	必須和骨釘一起使用：螺釘釘頭做樞紐設計，於病人術後可維持矢狀面的穩定活動；釘身作中空設計並以人工骨HA coating，可增加釘子與脊柱的摩擦力，增進動態系統的穩定度；螺釘為滅菌包裝，以降低使用單位滅菌成本。	健保品無動態效果，無法降低鄰近節退化；本產品為動態穩定系統，可有效降低及預防鄰近節退化。	8800	FBZ022873003	螺釘及滑桿為滅菌包裝，使用時先確認尺寸再拆封。
6502	脊椎後方固定系統 固定桿 POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM ROD 6.0X70MM AS:COSMICMIA CS 2608-070	POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM ROD 6.0X70MM AS:COSMICMIA CS 2608-070	胸、腰及薦椎錯位的手術矯正、固定及穩定，此產品設計上搭配工具可使用於微創手術，又螺釘表面有HA Conting，以提昇骨融合的效益，而在螺釘上有活動機制可達到減緩脊椎臨關節病變的產生，以延長病人使用的壽命及病變復發率。	病患過胖或骨質密度不足不宜使用	必須和骨釘一起使用：螺釘釘頭做樞紐設計，於病人術後可維持矢狀面的穩定活動；釘身作中空設計並以人工骨HA coating，可增加釘子與脊柱的摩擦力，增進動態系統的穩定度；螺釘為滅菌包裝，以降低使用單位滅菌成本。	健保品無動態效果，無法降低鄰近節退化；本產品為動態穩定系統，可有效降低及預防鄰近節退化。	8800	FBZ022873003	螺釘及滑桿為滅菌包裝，使用時先確認尺寸再拆封。
6503	脊椎後方固定系統 固定桿 POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM ROD 6.0X80MM AS:COSMICMIA CS 2608-080	POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM ROD 6.0X80MM AS:COSMICMIA CS 2608-080	胸、腰及薦椎錯位的手術矯正、固定及穩定，此產品設計上搭配工具可使用於微創手術，又螺釘表面有HA Conting，以提昇骨融合的效益，而在螺釘上有活動機制可達到減緩脊椎臨關節病變的產生，以延長病人使用的壽命及病變復發率。	病患過胖或骨質密度不足不宜使用	必須和骨釘一起使用：螺釘釘頭做樞紐設計，於病人術後可維持矢狀面的穩定活動；釘身作中空設計並以人工骨HA coating，可增加釘子與脊柱的摩擦力，增進動態系統的穩定度；螺釘為滅菌包裝，以降低使用單位滅菌成本。	健保品無動態效果，無法降低鄰近節退化；本產品為動態穩定系統，可有效降低及預防鄰近節退化。	8800	FBZ022873003	螺釘及滑桿為滅菌包裝，使用時先確認尺寸再拆封。
6504	脊椎後方固定系統 固定桿 POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM ROD 6.0X90MM AS:COSMICMIA CS 2608-090	POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM ROD 6.0X90MM AS:COSMICMIA CS 2608-090	胸、腰及薦椎錯位的手術矯正、固定及穩定，此產品設計上搭配工具可使用於微創手術，又螺釘表面有HA Conting，以提昇骨融合的效益，而在螺釘上有活動機制可達到減緩脊椎臨關節病變的產生，以延長病人使用的壽命及病變復發率。	病患過胖或骨質密度不足不宜使用	必須和骨釘一起使用：螺釘釘頭做樞紐設計，於病人術後可維持矢狀面的穩定活動；釘身作中空設計並以人工骨HA coating，可增加釘子與脊柱的摩擦力，增進動態系統的穩定度；螺釘為滅菌包裝，以降低使用單位滅菌成本。	健保品無動態效果，無法降低鄰近節退化；本產品為動態穩定系統，可有效降低及預防鄰近節退化。	8800	FBZ022873003	螺釘及滑桿為滅菌包裝，使用時先確認尺寸再拆封。
6505	脊椎後方固定系統 固定桿 POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM ROD 6.0X100MM AS:COSMICMIA CS 2608-100	POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM ROD 6.0X100MM AS:COSMICMIA CS 2608-100	胸、腰及薦椎錯位的手術矯正、固定及穩定，此產品設計上搭配工具可使用於微創手術，又螺釘表面有HA Conting，以提昇骨融合的效益，而在螺釘上有活動機制可達到減緩脊椎臨關節病變的產生，以延長病人使用的壽命及病變復發率。	病患過胖或骨質密度不足不宜使用	必須和骨釘一起使用：螺釘釘頭做樞紐設計，於病人術後可維持矢狀面的穩定活動；釘身作中空設計並以人工骨HA coating，可增加釘子與脊柱的摩擦力，增進動態系統的穩定度；螺釘為滅菌包裝，以降低使用單位滅菌成本。	健保品無動態效果，無法降低鄰近節退化；本產品為動態穩定系統，可有效降低及預防鄰近節退化。	8800	FBZ022873003	螺釘及滑桿為滅菌包裝，使用時先確認尺寸再拆封。
6506	脊椎後方固定系統 固定桿 POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM ROD 6.0X110MM AS:COSMICMIA CS 2608-110	POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM ROD 6.0X110MM AS:COSMICMIA CS 2608-110	胸、腰及薦椎錯位的手術矯正、固定及穩定，此產品設計上搭配工具可使用於微創手術，又螺釘表面有HA Conting，以提昇骨融合的效益，而在螺釘上有活動機制可達到減緩脊椎臨關節病變的產生，以延長病人使用的壽命及病變復發率。	病患過胖或骨質密度不足不宜使用	必須和骨釘一起使用：螺釘釘頭做樞紐設計，於病人術後可維持矢狀面的穩定活動；釘身作中空設計並以人工骨HA coating，可增加釘子與脊柱的摩擦力，增進動態系統的穩定度；螺釘為滅菌包裝，以降低使用單位滅菌成本。	健保品無動態效果，無法降低鄰近節退化；本產品為動態穩定系統，可有效降低及預防鄰近節退化。	8800	FBZ022873003	螺釘及滑桿為滅菌包裝，使用時先確認尺寸再拆封。
6507	脊椎後方固定系統 固定桿 POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM ROD 6.0X120MM AS:COSMICMIA CS 2608-120	POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM ROD 6.0X120MM AS:COSMICMIA CS 2608-120	胸、腰及薦椎錯位的手術矯正、固定及穩定，此產品設計上搭配工具可使用於微創手術，又螺釘表面有HA Conting，以提昇骨融合的效益，而在螺釘上有活動機制可達到減緩脊椎臨關節病變的產生，以延長病人使用的壽命及病變復發率。	病患過胖或骨質密度不足不宜使用	必須和骨釘一起使用：螺釘釘頭做樞紐設計，於病人術後可維持矢狀面的穩定活動；釘身作中空設計並以人工骨HA coating，可增加釘子與脊柱的摩擦力，增進動態系統的穩定度；螺釘為滅菌包裝，以降低使用單位滅菌成本。	健保品無動態效果，無法降低鄰近節退化；本產品為動態穩定系統，可有效降低及預防鄰近節退化。	8800	FBZ022873003	螺釘及滑桿為滅菌包裝，使用時先確認尺寸再拆封。
6508	脊椎後方固定系統 固定桿 POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM ROD 6.0X200MM AS:COSMICMIA CS 2608-200	POSTERIOR MINIMALLY INVASIVE SYSTEM ROD 6.0X200MM AS:COSMICMIA CS 2608-200	胸、腰及薦椎錯位的手術矯正、固定及穩定，此產品設計上搭配工具可使用於微創手術，又螺釘表面有HA Conting，以提昇骨融合的效益，而在螺釘上有活動機制可達到減緩脊椎臨關節病變的產生，以延長病人使用的壽命及病變復發率。	病患過胖或骨質密度不足不宜使用	必須和骨釘一起使用：螺釘釘頭做樞紐設計，於病人術後可維持矢狀面的穩定活動；釘身作中空設計並以人工骨HA coating，可增加釘子與脊柱的摩擦力，增進動態系統的穩定度；螺釘為滅菌包裝，以降低使用單位滅菌成本。	健保品無動態效果，無法降低鄰近節退化；本產品為動態穩定系統，可有效降低及預防鄰近節退化。	8800	FBZ022873003	螺釘及滑桿為滅菌包裝，使用時先確認尺寸再拆封。
6509	亞比斯可拉膠原蛋白骨填物 ABC COLLA COLLAGEN BONE GRAFT 0.5CC 1.0-2.0MMAS:ACRO ABG25H0	ABC COLLA COLLAGEN BONE GRAFT 0.5CC 1.0-2.0MMAS:ACRO ABG25H0	唯一純天然膠原基質骨。台灣專利証明。美國ＦＤＡ Approval1. 無狂牛症或其他病毒感染風險。2. 多孔性結構促進細胞與血管新生。3. 主要成分為氫氧基磷灰石(Hydroxyapatite)；Ca/P比率為1.66與人骨相近。4. 具可吸收性，隨時間被自體骨骼組織轉化。	根據手術部位，可能的副作用包含但不限於：破裂、水腫、感染、血腫、或血漿累積	1. 無狂牛症或其他病毒感染風險。2. 多孔性結構促進細胞與血管新生。3. 主要成分為氫氧基磷灰石(Hydroxyapatite)；Ca/P比率為1.66與人骨相近。4. 良好的親水性，臨床操作性佳。5. 具可吸收性，隨時間被自體骨骼組織轉化。	唯一純天然膠原基質骨。	18000	FBZ005924002	本產品為一次性使用之產品，使用前如發現包裝破損，請勿使用

6510	亞比斯可拉膠原蛋白骨填物 ABC COLLA COLLAGEN BONE GRAFT 1.0CC 1.0-2.0MMAS:ACRO ABG26H0	ABC COLLA COLLAGEN BONE GRAFT 1.0CC 1.0-2.0MMAS:ACRO ABG26H0	唯一純天然膠原基質骨。台灣專利証明。美國ＦＤＡ Approval1. 無狂牛症或其他病毒感染風險。2. 多孔性結構促進細胞與血管新生。3. 主要成分為氫氧基磷灰石(Hydroxyapatite)；Ca/P比率為1.66與人骨相近。 5. 具可吸收性，隨時間被自體骨骼組織轉化。	根據手術部位，可能的副作用包含但不限於：破裂、水腫、感染、血腫、或血漿累積	1. 無狂牛症或其他病毒感染風險。2. 多孔性結構促進細胞與血管新生。3. 主要成分為氫氧基磷灰石(Hydroxyapatite)；Ca/P比率為1.66與人骨相近。4. 良好的親水性，臨床操作性佳。6. 具可吸收性，隨時間被自體骨骼組織轉化。	唯一純天然膠原基質骨。	25000	FBZ005924004	本產品為一次性使用之產品，使用前如發現包裝破損，請勿使用
6511	亞比斯可拉膠原蛋白骨填物 ABC COLLA COLLAGEN BONE GRAFT 2.0CC 0.25 - 1.0MMAS:ACRO ABG23H0	ABC COLLA COLLAGEN BONE GRAFT 2.0CC 0.25 - 1.0MMAS:ACRO ABG23H0	唯一純天然膠原基質骨。台灣專利証明。美國ＦＤＡ Approval1. 無狂牛症或其他病毒感染風險。2. 多孔性結構促進細胞與血管新生。3. 主要成分為氫氧基磷灰石(Hydroxyapatite)；Ca/P比率為1.66與人骨相近。 6. 具可吸收性，隨時間被自體骨骼組織轉化。	根據手術部位，可能的副作用包含但不限於：破裂、水腫、感染、血腫、或血漿累積	1. 無狂牛症或其他病毒感染風險。2. 多孔性結構促進細胞與血管新生。3. 主要成分為氫氧基磷灰石(Hydroxyapatite)；Ca/P比率為1.66與人骨相近。4. 良好的親水性，臨床操作性佳。7. 具可吸收性，隨時間被自體骨骼組織轉化。	唯一純天然膠原基質骨。	45000	FBZ005924008	本產品為一次性使用之產品，使用前如發現包裝破損，請勿使用
6512	亞比斯可拉膠原蛋白骨填物 ABC COLLA COLLAGEN BONE GRAFT 5.0CC 1.0-2.0MMAS:ACRO ABG28H0	ABC COLLA COLLAGEN BONE GRAFT 5.0CC 1.0-2.0MMAS:ACRO ABG28H0	唯一純天然膠原基質骨。台灣專利証明。美國ＦＤＡ Approval1. 無狂牛症或其他病毒感染風險。2. 多孔性結構促進細胞與血管新生。3. 主要成分為氫氧基磷灰石(Hydroxyapatite)；Ca/P比率為1.66與人骨相近。 7. 具可吸收性，隨時間被自體骨骼組織轉化。	根據手術部位，可能的副作用包含但不限於：破裂、水腫、感染、血腫、或血漿累積	1. 無狂牛症或其他病毒感染風險。2. 多孔性結構促進細胞與血管新生。3. 主要成分為氫氧基磷灰石(Hydroxyapatite)；Ca/P比率為1.66與人骨相近。4. 良好的親水性，臨床操作性佳。8. 具可吸收性，隨時間被自體骨骼組織轉化。	唯一純天然膠原基質骨。	80000	FBZ005924011	本產品為一次性使用之產品，使用前如發現包裝破損，請勿使用
6513	亞比斯可拉膠原蛋白骨填物 ABC COLLA COLLAGEN BONE GRAFT 5X5X5MM AS:ACRO ABG52H0	ABC COLLA COLLAGEN BONE GRAFT 5X5X5MM AS:ACRO ABG52H0	唯一純天然膠原基質骨。台灣專利証明。美國ＦＤＡ Approval1. 無狂牛症或其他病毒感染風險。2. 多孔性結構促進細胞與血管新生。3. 主要成分為氫氧基磷灰石(Hydroxyapatite)；Ca/P比率為1.66與人骨相近。 8. 具可吸收性，隨時間被自體骨骼組織轉化。	根據手術部位，可能的副作用包含但不限於：破裂、水腫、感染、血腫、或血漿累積	1. 無狂牛症或其他病毒感染風險。2. 多孔性結構促進細胞與血管新生。3. 主要成分為氫氧基磷灰石(Hydroxyapatite)；Ca/P比率為1.66與人骨相近。4. 良好的親水性，臨床操作性佳。9. 具可吸收性，隨時間被自體骨骼組織轉化。	唯一純天然膠原基質骨。	10000	FBZ005924001	本產品為一次性使用之產品，使用前如發現包裝破損，請勿使用
6514	優勝妥脊椎後側固定系統 螺釘 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREW POLYAXIAL6.5X35MM AS:ULRICH CS 3802-065-035	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREWPOLYAXIAL 6.5X35MM AS:ULRICH CS 3802-065-035	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低腫瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	25500	FBZ027640003	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6515	優勝妥脊椎後側固定系統 螺釘 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREW POLYAXIAL6.5X40MM AS:ULRICH CS 3802-065-040	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREWPOLYAXIAL 6.5X40MM AS:ULRICH CS 3802-065-040	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低腫瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	25500	FBZ027640003	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6516	優勝妥脊椎後側固定系統 螺釘 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREW POLYAXIAL6.5X45MM AS:ULRICH CS 3802-065-045	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREWPOLYAXIAL 6.5X45MM AS:ULRICH CS 3802-065-045	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低腫瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	25500	FBZ027640003	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6517	優勝妥脊椎後側固定系統 螺釘 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREW POLYAXIAL6.5X50MM AS:ULRICH CS 3802-065-050	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREWPOLYAXIAL 6.5X50MM AS:ULRICH CS 3802-065-050	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低腫瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	25500	FBZ027640003	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6518	優勝妥脊椎後側固定系統 螺釘 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREW POLYAXIAL6.5X55MM AS:ULRICH CS 3802-065-055	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREWPOLYAXIAL 6.5X55MM AS:ULRICH CS 3802-065-055	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低腫瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	25500	FBZ027640003	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6519	優勝妥脊椎後側固定系統 螺釘 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREW POLYAXIAL6.5X60MM AS:ULRICH CS 3802-065-060	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREWPOLYAXIAL 6.5X60MM AS:ULRICH CS 3802-065-060	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低腫瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	25500	FBZ027640003	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6520	優勝妥脊椎後側固定系統 螺釘 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREW POLYAXIAL7.5X35MM AS:ULRICH CS 3802-075-035	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREWPOLYAXIAL 7.5X35MM AS:ULRICH CS 3802-075-035	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低腫瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	25500	FBZ027640003	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6521	優勝妥脊椎後側固定系統 螺釘 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREW POLYAXIAL7.5X40MM AS:ULRICH CS 3802-075-040	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREWPOLYAXIAL 7.5X40MM AS:ULRICH CS 3802-075-040	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低腫瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	25500	FBZ027640003	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6522	優勝妥脊椎後側固定系統 螺釘 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREW POLYAXIAL7.5X45MM AS:ULRICH CS 3802-075-045	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREWPOLYAXIAL 7.5X45MM AS:ULRICH CS 3802-075-045	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低腫瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	25500	FBZ027640003	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6523	優勝妥脊椎後側固定系統 螺釘 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREW POLYAXIAL7.5X50MM AS:ULRICH CS 3802-075-050	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREWPOLYAXIAL 7.5X50MM AS:ULRICH CS 3802-075-050	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低腫瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	25500	FBZ027640003	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6524	優勝妥脊椎後側固定系統 螺釘 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREW POLYAXIAL7.5X55MM AS:ULRICH CS 3802-075-055	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREWPOLYAXIAL 7.5X55MM AS:ULRICH CS 3802-075-055	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低腫瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	25500	FBZ027640003	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6525	優勝妥脊椎後側固定系統 螺釘 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREW POLYAXIAL7.5X60MM AS:ULRICH CS 3802-075-060	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREWPOLYAXIAL 7.5X60MM AS:ULRICH CS 3802-075-060	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低腫瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	25500	FBZ027640003	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6526	優勝妥脊椎後側固定系統 螺釘 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREW POLYAXIAL8.5X40MM AS:ULRICH CS 3802-085-040	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREWPOLYAXIAL 8.5X40MM AS:ULRICH CS 3802-085-040	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低腫瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	25500	FBZ027640003	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6527	優勝妥脊椎後側固定系統 螺釘 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREW POLYAXIAL8.5X45MM AS:ULRICH CS 3802-085-045	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM SCREWPOLYAXIAL 8.5X45MM AS:ULRICH CS 3802-085-045	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低腫瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	25500	FBZ027640003	慎選最適宜病患之尺寸及組件

6528	優勝妥脊椎後側固定系統 橫向連結桿 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM CROSSLINK XS41-56MM AS:ULRICH CS 3810-01	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM CROSSLINK XS 41-56MM AS:ULRICH CS 3810-01	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	25500	FBZ027640005	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6529	優勝妥脊椎後側固定系統 橫向連結桿 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM CROSSLINK S53-68MM AS:ULRICH CS 3810-02	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM CROSSLINK S 53-68MM AS:ULRICH CS 3810-02	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	25500	FBZ027640005	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6530	優勝妥脊椎後側固定系統 橫向連結桿 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM CROSSLINK M66-80MM AS:ULRICH CS 3810-03	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM CROSSLINK M 66-80MM AS:ULRICH CS 3810-03	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	25500	FBZ027640005	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6531	優勝妥脊椎後側固定系統 二節 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM 2 LEVEL SX4+RX2 AS:ULRICH	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM 2 LEVELSX4+RX2 AS:ULRICH	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	120000	FBZ027640001	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6532	優勝妥脊椎後側固定系統 三節 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM 3 LEVEL SX6+RX2 AS:ULRICH	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM 3 LEVELSX6+RX2 AS:ULRICH	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	171000	FBZ027640002	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6533	優勝妥脊椎後側固定系統 固定桿 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM ROD STRAIGHT6.0X40MM AS:ULRICH CS 3808-040	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM RODSTRAIGHT 6.0X40MM AS:ULRICH CS 3808-040	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	9000	FBZ027640004	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6534	優勝妥脊椎後側固定系統 固定桿 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM ROD STRAIGHT6.0X45MM AS:ULRICH CS 3808-045	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM RODSTRAIGHT 6.0X45MM AS:ULRICH CS 3808-045	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	9000	FBZ027640004	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6535	優勝妥脊椎後側固定系統 固定桿 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM ROD STRAIGHT6.0X50MM AS:ULRICH CS 3808-050	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM RODSTRAIGHT 6.0X50MM AS:ULRICH CS 3808-050	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	9000	FBZ027640004	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6536	優勝妥脊椎後側固定系統 固定桿 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM ROD STRAIGHT6.0X55MM AS:ULRICH CS 3808-055	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM RODSTRAIGHT 6.0X55MM AS:ULRICH CS 3808-055	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	9000	FBZ027640004	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6537	優勝妥脊椎後側固定系統 固定桿 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM ROD STRAIGHT6.0X60MM AS:ULRICH CS 3808-060	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM RODSTRAIGHT 6.0X60MM AS:ULRICH CS 3808-060	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	9000	FBZ027640004	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6538	優勝妥脊椎後側固定系統 固定桿 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM ROD STRAIGHT6.0X65MM AS:ULRICH CS 3808-065	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM RODSTRAIGHT 6.0X65MM AS:ULRICH CS 3808-065	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	9000	FBZ027640004	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6539	優勝妥脊椎後側固定系統 固定桿 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM ROD STRAIGHT6.0X70MM AS:ULRICH CS 3808-070	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM RODSTRAIGHT 6.0X70MM AS:ULRICH CS 3808-070	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	9000	FBZ027640004	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6540	優勝妥脊椎後側固定系統 固定桿 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM ROD STRAIGHT6.0X75MM AS:ULRICH CS 3808-075	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM RODSTRAIGHT 6.0X75MM AS:ULRICH CS 3808-075	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	9000	FBZ027640004	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6541	優勝妥脊椎後側固定系統 固定桿 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM ROD STRAIGHT6.0X80MM AS:ULRICH CS 3808-080	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM RODSTRAIGHT 6.0X80MM AS:ULRICH CS 3808-080	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	9000	FBZ027640004	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6542	優勝妥脊椎後側固定系統 固定桿 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM ROD STRAIGHT6.0X90MM AS:ULRICH CS 3808-090	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM RODSTRAIGHT 6.0X90MM AS:ULRICH CS 3808-090	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	9000	FBZ027640004	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6543	優勝妥脊椎後側固定系統 固定桿 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM ROD STRAIGHT6.0X100MM AS:ULRICH CS 3808-100	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM RODSTRAIGHT 6.0X100MM AS:ULRICH CS 3808-100	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	9000	FBZ027640004	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6544	優勝妥脊椎後側固定系統 固定桿 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM ROD STRAIGHT6.0X110MM AS:ULRICH CS 3808-110	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM RODSTRAIGHT 6.0X110MM AS:ULRICH CS 3808-110	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	9000	FBZ027640004	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6545	優勝妥脊椎後側固定系統 固定桿 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM ROD STRAIGHT6.0X120MM AS:ULRICH CS 3808-120	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM RODSTRAIGHT 6.0X120MM AS:ULRICH CS 3808-120	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	9000	FBZ027640004	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6546	優勝妥脊椎後側固定系統 固定桿 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM ROD STRAIGHT6.0X132MM AS:ULRICH CS 3808-132	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM RODSTRAIGHT 6.0X132MM AS:ULRICH CS 3808-132	可以微創方式進行手術，降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注，以利骨質疏鬆患者的治療。	若尺寸選用不當，重選植入物要再行微創手術有其難度。	1.可進行微創手術，2.可搭配導航做使用。	1.同時兼具可灌漿及微創。2.自胸椎至薦椎的微創手術。3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量。4.預鎖螺釘方便微創手術時，做減壓及復位。5.可搭配導航做使用。6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物。	9000	FBZ027640004	慎選最適宜病患之尺寸及組件

6547	優勝妥脊椎後側固定系統 固定桿 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM ROD STRAIGHT6.0X144MM AS:ULRICH CS 3808-144	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM RODSTRAIGHT 6.0X144MM AS:ULRICH CS 3808-144	可以微創方式進行手術．降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注．以利骨質疏鬆患者的治療．	若尺寸選用不當．重選植入物要再行微創手術有其難度．	1.可進行微創手術．2.可搭配導航做使用．	1.同時兼具可灌漿及微創．2.自胸椎至薦椎的微創手術．3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量．4.預鎖螺釘方便微創手術時．做減壓及復位．5.可搭配導航做使用．6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物．	9000	FBZ027640004	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6548	優勝妥脊椎後側固定系統 固定桿 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM ROD STRAIGHT6.0X156MM AS:ULRICH CS 3808-156	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM RODSTRAIGHT 6.0X156MM AS:ULRICH CS 3808-156	可以微創方式進行手術．降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注．以利骨質疏鬆患者的治療．	若尺寸選用不當．重選植入物要再行微創手術有其難度．	1.可進行微創手術．2.可搭配導航做使用．	1.同時兼具可灌漿及微創．2.自胸椎至薦椎的微創手術．3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量．4.預鎖螺釘方便微創手術時．做減壓及復位．5.可搭配導航做使用．6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物．	9000	FBZ027640004	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6549	優勝妥脊椎後側固定系統 固定桿 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM ROD STRAIGHT6.0X168MM AS:ULRICH CS 3808-168	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM RODSTRAIGHT 6.0X168MM AS:ULRICH CS 3808-168	可以微創方式進行手術．降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注．以利骨質疏鬆患者的治療．	若尺寸選用不當．重選植入物要再行微創手術有其難度．	1.可進行微創手術．2.可搭配導航做使用．	1.同時兼具可灌漿及微創．2.自胸椎至薦椎的微創手術．3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量．4.預鎖螺釘方便微創手術時．做減壓及復位．5.可搭配導航做使用．6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物．	9000	FBZ027640004	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6550	優勝妥脊椎後側固定系統 固定桿 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM ROD STRAIGHT6.0X180MM AS:ULRICH CS 3808-180	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM RODSTRAIGHT 6.0X180MM AS:ULRICH CS 3808-180	可以微創方式進行手術．降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注．以利骨質疏鬆患者的治療．	若尺寸選用不當．重選植入物要再行微創手術有其難度．	1.可進行微創手術．2.可搭配導航做使用．	1.同時兼具可灌漿及微創．2.自胸椎至薦椎的微創手術．3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量．4.預鎖螺釘方便微創手術時．做減壓及復位．5.可搭配導航做使用．6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物．	9000	FBZ027640004	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6551	優勝妥脊椎後側固定系統 固定桿 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM ROD CURVED6.0X35MM AS:ULRICH CS 3809-035	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM RODCURVED 6.0X35MM AS:ULRICH CS 3809-035	可以微創方式進行手術．降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注．以利骨質疏鬆患者的治療．	若尺寸選用不當．重選植入物要再行微創手術有其難度．	1.可進行微創手術．2.可搭配導航做使用．	1.同時兼具可灌漿及微創．2.自胸椎至薦椎的微創手術．3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量．4.預鎖螺釘方便微創手術時．做減壓及復位．5.可搭配導航做使用．6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物．	9000	FBZ027640004	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6552	優勝妥脊椎後側固定系統 固定桿 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM ROD CURVED6.0X40MM AS:ULRICH CS 3809-040	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM RODCURVED 6.0X40MM AS:ULRICH CS 3809-040	可以微創方式進行手術．降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注．以利骨質疏鬆患者的治療．	若尺寸選用不當．重選植入物要再行微創手術有其難度．	1.可進行微創手術．2.可搭配導航做使用．	1.同時兼具可灌漿及微創．2.自胸椎至薦椎的微創手術．3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量．4.預鎖螺釘方便微創手術時．做減壓及復位．5.可搭配導航做使用．6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物．	9000	FBZ027640004	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6553	優勝妥脊椎後側固定系統 固定桿 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM ROD CURVED6.0X45MM AS:ULRICH CS 3809-045	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM RODCURVED 6.0X45MM AS:ULRICH CS 3809-045	可以微創方式進行手術．降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注．以利骨質疏鬆患者的治療．	若尺寸選用不當．重選植入物要再行微創手術有其難度．	1.可進行微創手術．2.可搭配導航做使用．	1.同時兼具可灌漿及微創．2.自胸椎至薦椎的微創手術．3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量．4.預鎖螺釘方便微創手術時．做減壓及復位．5.可搭配導航做使用．6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物．	9000	FBZ027640004	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6554	優勝妥脊椎後側固定系統 固定桿 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM ROD CURVED6.0X50MM AS:ULRICH CS 3809-050	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM RODCURVED 6.0X50MM AS:ULRICH CS 3809-050	可以微創方式進行手術．降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注．以利骨質疏鬆患者的治療．	若尺寸選用不當．重選植入物要再行微創手術有其難度．	1.可進行微創手術．2.可搭配導航做使用．	1.同時兼具可灌漿及微創．2.自胸椎至薦椎的微創手術．3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量．4.預鎖螺釘方便微創手術時．做減壓及復位．5.可搭配導航做使用．6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物．	9000	FBZ027640004	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6555	優勝妥脊椎後側固定系統 固定桿 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM ROD CURVED6.0X55MM AS:ULRICH CS 3809-055	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM RODCURVED 6.0X55MM AS:ULRICH CS 3809-055	可以微創方式進行手術．降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注．以利骨質疏鬆患者的治療．	若尺寸選用不當．重選植入物要再行微創手術有其難度．	1.可進行微創手術．2.可搭配導航做使用．	1.同時兼具可灌漿及微創．2.自胸椎至薦椎的微創手術．3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量．4.預鎖螺釘方便微創手術時．做減壓及復位．5.可搭配導航做使用．6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物．	9000	FBZ027640004	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6556	優勝妥脊椎後側固定系統 固定桿 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM ROD CURVED6.0X60MM AS:ULRICH CS 3809-060	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM RODCURVED 6.0X60MM AS:ULRICH CS 3809-060	可以微創方式進行手術．降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注．以利骨質疏鬆患者的治療．	若尺寸選用不當．重選植入物要再行微創手術有其難度．	1.可進行微創手術．2.可搭配導航做使用．	1.同時兼具可灌漿及微創．2.自胸椎至薦椎的微創手術．3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量．4.預鎖螺釘方便微創手術時．做減壓及復位．5.可搭配導航做使用．6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物．	9000	FBZ027640004	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6557	優勝妥脊椎後側固定系統 固定桿 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM ROD CURVED6.0X65MM AS:ULRICH CS 3809-065	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM RODCURVED 6.0X65MM AS:ULRICH CS 3809-065	可以微創方式進行手術．降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注．以利骨質疏鬆患者的治療．	若尺寸選用不當．重選植入物要再行微創手術有其難度．	1.可進行微創手術．2.可搭配導航做使用．	1.同時兼具可灌漿及微創．2.自胸椎至薦椎的微創手術．3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量．4.預鎖螺釘方便微創手術時．做減壓及復位．5.可搭配導航做使用．6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物．	9000	FBZ027640004	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6558	優勝妥脊椎後側固定系統 固定桿 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM ROD CURVED6.0X70MM AS:ULRICH CS 3809-070	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM RODCURVED 6.0X70MM AS:ULRICH CS 3809-070	可以微創方式進行手術．降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注．以利骨質疏鬆患者的治療．	若尺寸選用不當．重選植入物要再行微創手術有其難度．	1.可進行微創手術．2.可搭配導航做使用．	1.同時兼具可灌漿及微創．2.自胸椎至薦椎的微創手術．3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量．4.預鎖螺釘方便微創手術時．做減壓及復位．5.可搭配導航做使用．6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物．	9000	FBZ027640004	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6559	優勝妥脊椎後側固定系統 固定桿 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM ROD CURVED6.0X75MM AS:ULRICH CS 3809-075	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM RODCURVED 6.0X75MM AS:ULRICH CS 3809-075	可以微創方式進行手術．降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注．以利骨質疏鬆患者的治療．	若尺寸選用不當．重選植入物要再行微創手術有其難度．	1.可進行微創手術．2.可搭配導航做使用．	1.同時兼具可灌漿及微創．2.自胸椎至薦椎的微創手術．3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量．4.預鎖螺釘方便微創手術時．做減壓及復位．5.可搭配導航做使用．6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物．	9000	FBZ027640004	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6560	優勝妥脊椎後側固定系統 固定桿 UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM ROD CURVED6.0X80MM AS:ULRICH CS 3809-080	UCENTUM COMPREHENSIVE POSTERIOR SYSTEM RODCURVED 6.0X80MM AS:ULRICH CS 3809-080	可以微創方式進行手術．降低出血量及避免對皮下肌肉層的破壞；於微創的過程可進行骨水泥灌注．以利骨質疏鬆患者的治療．	若尺寸選用不當．重選植入物要再行微創手術有其難度．	1.可進行微創手術．2.可搭配導航做使用．	1.同時兼具可灌漿及微創．2.自胸椎至薦椎的微創手術．3.預鎖螺釘設計可降低睡瘤患者的出血量．4.預鎖螺釘方便微創手術時．做減壓及復位．5.可搭配導航做使用．6.可作術前模擬選擇最適宜病人尺寸之植入物．	9000	FBZ027640004	慎選最適宜病患之尺寸及組件
6561	進階雙極超音波雙輸出 手術齒聲刀 THUNDERBEAT 5MM 20CM GRIP TYPE-SAS:OLYMPUS TB-0520FCS	THUNDERBEAT 5MM 20CM FRONT-ACTUATED GRIP TYPE-SAS:OLYMPUS TB-0520FCS	可減少手術時間．減少併發症易使血管或軟組織止血．	須避開對熱敏感組織．如神經及副甲狀腺．	器械具有雙能量、雙極及超音波可在手過程中執行切割止血、剝離、減少抽換器械之時間．	可減少手術時間．減少併發症易使血管或軟組織止血．	26000	TKY030220001	裝有心律調節器．主動式植入物的病患．需與製造商諮商．以確保手術安全．使用高頻電刀可能會使調節器及主動式植入物故障 ．
6562	進階雙極超音波雙輸出 手術齒聲刀 THUNDERBEAT 5MM 35CM GRIP TYPE-SAS:OLYMPUS TB-0535FCS	THUNDERBEAT 5MM 35CM FRONT-ACTUATED GRIP TYPE-SAS:OLYMPUS TB-0535FCS	可減少手術時間．減少併發症易使血管或軟組織止血．	須避開對熱敏感組織．如神經及副甲狀腺．	器械具有雙能量、雙極及超音波可在手過程中執行切割止血、剝離、減少抽換器械之時間．	可減少手術時間．減少併發症易使血管或軟組織止血．	26000	TKY030220001	裝有心律調節器．主動式植入物的病患．需與製造商諮商．以確保手術安全．使用高頻電刀可能會使調節器及主動式植入物故障 ．
6563	進階雙極超音波雙輸出 手術齒聲刀 THUNDERBEAT 5MM 45CM GRIP TYPE-SAS:OLYMPUS TB-0545FCS	THUNDERBEAT 5MM 45CM FRONT-ACTUATED GRIP TYPE-SAS:OLYMPUS TB-0545FCS	可減少手術時間．減少併發症易使血管或軟組織止血．	須避開對熱敏感組織．如神經及副甲狀腺．	器械具有雙能量、雙極及超音波可在手過程中執行切割止血、剝離、減少抽換器械之時間．	可減少手術時間．減少併發症易使血管或軟組織止血．	26000	TKY030220001	裝有心律調節器．主動式植入物的病患．需與製造商諮商．以確保手術安全．使用高頻電刀可能會使調節器及主動式植入物故障 ．
6564	導入/引流導管及其附件 SUCTION TUBING SET 10PC/PK AS:KARL STORZ 031217-10	INTRODUCTION/DRAINAGE CATHETER AND ACCESSORIES SUCTION TUBING SET 10PC/PK AS:KARL STORZ 031217-10	子宮腔灌注	無	可偵測子宮腔內壓力．確保手術安全性	健保給付品項無偵測子宮腔內壓力功能．此品項能提高手術安全性	1200	CDY013354001	此產品為滅菌包裝．使用前請檢查外觀有無破損
6565	導入/引流導管及其附件 IRRIGATION TUBING SET 10PC/PK AS:KARL STORZ 031717-10	INTRODUCTION/DRAINAGE CATHETER AND ACCESSORIES IRRIGATION TUBING SET 10PC/PKAS:KARL STORZ 031717-10	子宮腔灌注	無	可偵測子宮腔內壓力．確保手術安全性	健保給付品項無偵測子宮腔內壓力功能．此品項能提高手術安全性	2500	CDY013354001	此產品為滅菌包裝．使用前請檢查外觀有無破損

6566	史丹諾富可適椎間植入物 8MM AS:SYNTHES 04.630.508S	STENOFIX INTERSPINOUS IMPLANTS 8MM AS:SYNTHES 04.630.508S	適用於脊椎減壓手術後的棘突間撐開器，適用於1或2個腰椎節段之棘突間做為空間保持器，可控制椎節段延伸並分散椎間間隙。	過敏反應、疼痛。	1.維持椎間孔高度之高度。2.減少對小面關節之應力。3.減少對後環帶之壓力。	無	102960	FBZ028166001	1.切勿重覆使用植入物。2.植入物限由骨外科專科醫師與醫護人員使用，且必須接受有關骨接合術的適當訓練。
6567	史丹諾富可適椎間植入物 10MM AS:SYNTHES 04.630.510S	STENOFIX INTERSPINOUS IMPLANTS 10MM AS:SYNTHES 04.630.510S	適用於脊椎減壓手術後的棘突間撐開器，適用於1或2個腰椎節段之棘突間做為空間保持器，可控制椎節段延伸並分散椎間間隙。	過敏反應、疼痛。	1.維持椎間孔高度之高度。2.減少對小面關節之應力。3.減少對後環帶之壓力。	無	102960	FBZ028166001	1.切勿重覆使用植入物。2.植入物限由骨外科專科醫師與醫護人員使用，且必須接受有關骨接合術的適當訓練。
6568	史丹諾富可適椎間植入物 12MM AS:SYNTHES 04.630.512S	STENOFIX INTERSPINOUS IMPLANTS 12MM AS:SYNTHES 04.630.512S	適用於脊椎減壓手術後的棘突間撐開器，適用於1或2個腰椎節段之棘突間做為空間保持器，可控制椎節段延伸並分散椎間間隙。	過敏反應、疼痛。	1.維持椎間孔高度之高度。2.減少對小面關節之應力。3.減少對後環帶之壓力。	無	102960	FBZ028166001	1.切勿重覆使用植入物。2.植入物限由骨外科專科醫師與醫護人員使用，且必須接受有關骨接合術的適當訓練。
6569	史丹諾富可適椎間植入物 14MM AS:SYNTHES 04.630.514S	STENOFIX INTERSPINOUS IMPLANTS 14MM AS:SYNTHES 04.630.514S	適用於脊椎減壓手術後的棘突間撐開器，適用於1或2個腰椎節段之棘突間做為空間保持器，可控制椎節段延伸並分散椎間間隙。	過敏反應、疼痛。	1.維持椎間孔高度之高度。2.減少對小面關節之應力。3.減少對後環帶之壓力。	無	102960	FBZ028166001	1.切勿重覆使用植入物。2.植入物限由骨外科專科醫師與醫護人員使用，且必須接受有關骨接合術的適當訓練。
6570	史丹諾富可適椎間植入物 16MM AS:SYNTHES 04.630.516S	STENOFIX INTERSPINOUS IMPLANTS 16MM AS:SYNTHES 04.630.516S	適用於脊椎減壓手術後的棘突間撐開器，適用於1或2個腰椎節段之棘突間做為空間保持器，可控制椎節段延伸並分散椎間間隙。	過敏反應、疼痛。	1.維持椎間孔高度之高度。2.減少對小面關節之應力。3.減少對後環帶之壓力。	無	102960	FBZ028166001	1.切勿重覆使用植入物。2.植入物限由骨外科專科醫師與醫護人員使用，且必須接受有關骨接合術的適當訓練。
6571	斯爾嘉止血粉(止血凝膠粉) 1G AS:FERROSAN MS0008	SPONGOSTAN POWDER 1G AS:FERROSAN MS0008	操作簡易、調配快速，適用於術中立即止血、可塑形使用，針對醫生需求於不同出血點塑型操作使用，目前尚無健保品項與之比較。	對豬凝膠製品過敏者(目前尚無案例被報告)。	操作簡易、調配快速，適用於術中立即止血、可塑形使用，針對醫生需求於不同出血點塑型操作使用，目前尚無健保品項與之比較。	無	10000	THZ013975001	不適用於眼科手術及皮膚切口縫合處及傷口感染狀態處使用。
6572	瑟皮恩三經導管心臟瓣膜 及股動脈套管組 20MM AS:EDWARDS S3TF120	SAPIEN 3-COMMANDER KIT 20MM AS:EDWARDS S3TF120	對於原主動脈瓣鈣化而狹窄而需做瓣膜置換手術之高危險的病患。產品設計的獨特性適合主動脈弓過度彎曲的病患及提供較佳的臨床結果並降低合併症的發生。	1.辦環破裂，2.遮蔽冠狀動脈口，3.植入心臟節器，4.血管損傷，5.出血，6.中風。	對於原主動脈瓣鈣化而狹窄而需做瓣膜置換手術之高危險的病患。產品設計的獨特性適合主動脈弓過度彎曲的病患及提供較佳的臨床結果並降低合併症的發生。	無	1180000	FHZ029439001	產品為單次銷售,不可再次滅菌或重複使用
6573	瑟皮恩三經導管心臟瓣膜 及股動脈套管組 23MM AS:EDWARDS S3TF123	SAPIEN 3-COMMANDER KIT 23MM AS:EDWARDS S3TF123	對於原主動脈瓣鈣化而狹窄而需做瓣膜置換手術之高危險的病患。產品設計的獨特性適合主動脈弓過度彎曲的病患及提供較佳的臨床結果並降低合併症的發生。	1.辦環破裂，2.遮蔽冠狀動脈口，3.植入心臟節器，4.血管損傷，5.出血，6.中風。	對於原主動脈瓣鈣化而狹窄而需做瓣膜置換手術之高危險的病患。產品設計的獨特性適合主動脈弓過度彎曲的病患及提供較佳的臨床結果並降低合併症的發生。	無	1180000	FHZ029439001	產品為單次銷售,不可再次滅菌或重複使用
6574	瑟皮恩三經導管心臟瓣膜 及股動脈套管組 29MM AS:EDWARDS S3TF129	SAPIEN 3-COMMANDER KIT 29MM AS:EDWARDS S3TF129	對於原主動脈瓣鈣化而狹窄而需做瓣膜置換手術之高危險的病患。產品設計的獨特性適合主動脈弓過度彎曲的病患及提供較佳的臨床結果並降低合併症的發生。	1.辦環破裂，2.遮蔽冠狀動脈口，3.植入心臟節器，4.血管損傷，5.出血，6.中風。	對於原主動脈瓣鈣化而狹窄而需做瓣膜置換手術之高危險的病患。產品設計的獨特性適合主動脈弓過度彎曲的病患及提供較佳的臨床結果並降低合併症的發生。	無	1180000	FHZ029439001	產品為單次銷售,不可再次滅菌或重複使用
6575	康威雙片式多柔膚可剪裁墊高式彈性環 70MM AS:CONVATEC 421642	ACCORION FLANGE CONVEX CUT-TO-FIT 70MM AS:CONVATEC 421642	用於結腸造口,迴腸造口及泌尿造口有效處理排泄物,並保護造口周圍皮膚。	無	1.墊高式設計可用於平或凹陷造口。2.安全–保護皮可裁剪出適合造口大小的形狀,可有效保護皮膚緊密的貼合,並減少滲漏的發生。3.可剪裁-可依照造口形狀剪裁出適合的形狀。4.舒適-保護皮柔軟,配合身體的活動,服貼於皮膚,彈性環可搭配不同規格可黏式袋夾便袋。	無	300	BBZ016298005	無
6576	康威雙片式多柔膚可剪裁墊高式彈性環 57MM AS:CONVATEC 421640	ACCORION FLANGE CONVEX CUT-TO-FIT 57MM AS:CONVATEC 421640	用於結腸造口,迴腸造口及泌尿造口有效處理排泄物,並保護造口周圍皮膚。	無	1.墊高式設計可用於平或凹陷造口。2.安全–保護皮可裁剪出適合造口大小的形狀,可有效保護皮膚緊密的貼合,並減少滲漏的發生。3.可剪裁-可依照造口形狀剪裁出適合的形狀。4.舒適-保護皮柔軟,配合身體的活動,服貼於皮膚,彈性環可搭配不同規格可黏式袋夾便袋。	無	300	BBZ016298005	無
6577	康威雙片式多柔膚可剪裁墊高式彈性環 45MM AS:CONVATEC 421638	ACCORION FLANGE CONVEX CUT-TO-FIT 45MM AS:CONVATEC 421638	用於結腸造口,迴腸造口及泌尿造口有效處理排泄物,並保護造口周圍皮膚。	無	1.墊高式設計可用於平或凹陷造口。2.安全–保護皮可裁剪出適合造口大小的形狀,可有效保護皮膚緊密的貼合,並減少滲漏的發生。3.可剪裁-可依照造口形狀剪裁出適合的形狀。4.舒適-保護皮柔軟,配合身體的活動,服貼於皮膚,彈性環可搭配不同規格可黏式袋夾便袋。	無	300	BBZ016298005	無
6578	可彎曲無線射頻電燒組 FLEXTRODE RADIOFREQUENCY SYSTEM 15CM 13MM 20GAS:COSMAN FLEX-K151320	FLEXTRODE RADIOFREQUENCY SYSTEM 15CM 13MM 20GAS:COSMAN FLEX-K151320	Discogenic Pain (椎間盤源性疼痛)，本產品可針對椎間盤突出之部位進行燒灼，使椎間盤熱縮反應後突出之部位縮回正常位置，減緩壓迫神經造成的疼痛	無	Discogenic Pain (椎間盤源性疼痛)，本產品可針對椎間盤突出之部位進行燒灼，使椎間盤熱縮反應後突出之部位縮回正常位置，減緩壓迫神經造成的疼痛	本產品可更精確針對椎間盤突出之部位進行燒灼,減少手術時間	68000	TKZ028829001	此產品為單次使用，請勿重複使用，避免感染
6579	哈默尼克進階手術剪 HARMONIC HD 100l SHEARS 5MMX20CM AS:ETHICON HARHD20	HARMONIC HD 100l SHEARS 5MMX20CM AS:ETHICON HARHD20	可縮短手術時間、降低術後併發症、較小之組織熱傷害，以及易使血管或軟組織凝血。因外科界對於使用時間及手術方式有不同看法，難以界定給付標準，且目前已有內含之手術刀、單雙極傳統高溫電燒刀可供使用，故暫不納入健保給付。	無	採用適應組織技術，此技術提供發生器具備辨識及監控在使用過程中的儀器，發生器可調整其輸出功率，以及提供聽覺給用戶作為合適的能量發生器。	可縮短手術時間、降低術後併發症、較小之組織熱傷害，以及易使血管或軟組織凝血。	32500	TAY029894001	長時間使用進階止血模式可能導致組織墊損壞使用本產品時，要小心避免所有外露刀片表面與周圍組織之間發生無意碰觸。
6580	哈默尼克進階手術剪 HARMONIC HD 100l SHEARS 5MMX36CM AS:ETHICON HARHD36	HARMONIC HD 100l SHEARS 5MMX36CM AS:ETHICON HARHD36	可縮短手術時間、降低術後併發症、較小之組織熱傷害，以及易使血管或軟組織凝血。因外科界對於使用時間及手術方式有不同看法，難以界定給付標準，且目前已有內含之手術刀、單雙極傳統高溫電燒刀可供使用，故暫不納入健保給付。	無	採用適應組織技術，此技術提供發生器具備辨識及監控在使用過程中的儀器，發生器可調整其輸出功率，以及提供聽覺給用戶作為合適的能量發生器。	可縮短手術時間、降低術後併發症、較小之組織熱傷害，以及易使血管或軟組織凝血。	32500	TAY029894001	長時間使用進階止血模式可能導致組織墊損壞使用本產品時，要小心避免所有外露刀片表面與周圍組織之間發生無意碰觸。
6581	多角度鎖定加壓臂肘骨骨板系統 VA PROXIMAL OLECARNON 2.7/3.5 RIGHT 2H L73MMAS:SYNTHES 04.107.002	VA PROXIMAL OLECARNON 2.7/3.5 RIGHT 2H L73MMAS:SYNTHES 04.107.002	多角度鎖定加壓近端肱骨骨板2.7/3.5，長的近端延伸和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定小肱骨骨骨折段和中和三頭肌的力量，降低骨板厚度以減少骨板突出。多角度鎖定肱骨骨板2.7/3.5，近端擴展和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定肱骨骨折，穩定冠狀突骨折。	植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷. 過敏反應肇因於無法適應植入物材質. 癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙. 植入物而引起的疼痛.	多角度鎖定加壓近端肱骨骨板2.7/3.5，長的近端延伸和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定小肱骨骨骨折段和中和三頭肌的力量，降低骨板厚度以減少骨板突出。多角度鎖定肱骨骨板2.7/3.5，近端擴展和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定肱骨骨折，穩定冠狀突骨折。	目前無同等健保品可使用	76000	FBZ026866001	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6582	多角度鎖定加壓臂肘骨骨板系統 VA PROXIMAL OLECARNON 2.7/3.5 LEFT 2H L73MMAS:SYNTHES 04.107.102	VA PROXIMAL OLECARNON 2.7/3.5 LEFT 2H L73MMAS:SYNTHES 04.107.102	多角度鎖定加壓近端肱骨骨板2.7/3.5，長的近端延伸和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定小肱骨骨骨折段和中和三頭肌的力量，降低骨板厚度以減少骨板突出。多角度鎖定肱骨骨板2.7/3.6，近端擴展和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定肱骨骨折，穩定冠狀突骨折。	植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷. 過敏反應肇因於無法適應植入物材質. 癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙. 植入物而引起的疼痛.	多角度鎖定加壓近端肱骨骨板2.7/3.5，長的近端延伸和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定小肱骨骨骨折段和中和三頭肌的力量，降低骨板厚度以減少骨板突出。多角度鎖定肱骨骨板2.7/3.6，近端擴展和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定肱骨骨折，穩定冠狀突骨折。	目前無同等健保品可使用	76000	FBZ026866001	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6583	多角度鎖定加壓臂肘骨骨板系統 VA OLECRANON 2.7/3.5 RIGHT 2H L90MM AS:SYNTHES 04.107.202	VA OLECRANON 2.7/3.5 RIGHT 2H L90MM AS:SYNTHES 04.107.202	多角度鎖定加壓近端肱骨骨板2.7/3.5，長的近端延伸和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定小肱骨骨骨折段和中和三頭肌的力量，降低骨板厚度以減少骨板突出。多角度鎖定肱骨骨板2.7/3.7，近端擴展和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定肱骨骨折，穩定冠狀突骨折。	植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷. 過敏反應肇因於無法適應植入物材質. 癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙. 植入物而引起的疼痛.	多角度鎖定加壓近端肱骨骨板2.7/3.5，長的近端延伸和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定小肱骨骨骨折段和中和三頭肌的力量，降低骨板厚度以減少骨板突出。多角度鎖定肱骨骨板2.7/3.7，近端擴展和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定肱骨骨折，穩定冠狀突骨折。	目前無同等健保品可使用	76000	FBZ026866001	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6584	多角度鎖定加壓臂肘骨骨板系統 VA OLECRANON 2.7/3.5 RIGHT 4H L116MM AS:SYNTHES 04.107.204	VA OLECRANON 2.7/3.5 RIGHT 4H L116MM AS:SYNTHES 04.107.204	多角度鎖定加壓近端肱骨骨板2.7/3.5，長的近端延伸和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定小肱骨骨骨折段和中和三頭肌的力量，降低骨板厚度以減少骨板突出。多角度鎖定肱骨骨板2.7/3.8，近端擴展和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定肱骨骨折，穩定冠狀突骨折。	植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷. 過敏反應肇因於無法適應植入物材質. 癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙. 植入物而引起的疼痛.	多角度鎖定加壓近端肱骨骨板2.7/3.5，長的近端延伸和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定小肱骨骨骨折段和中和三頭肌的力量，降低骨板厚度以減少骨板突出。多角度鎖定肱骨骨板2.7/3.8，近端擴展和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定肱骨骨折，穩定冠狀突骨折。	目前無同等健保品可使用	76000	FBZ026866001	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。

6585	多角度鎖定加壓臂肘骨骨板系統 VA OLECRANON 2.7/3.5 LEFT 2H L90MM AS:SYNTHES 04.107.302	VA OLECRANON 2.7/3.5 LEFT 2H L90MM AS:SYNTHES 04.107.302	多角度鎖定加壓近端鷹嘴骨板2.7/3.5，長的近端延伸和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定小鷹嘴骨骨折段和中和三頭肌的力量，降低骨板厚度以減少骨板突出。多角度鎖定鷹嘴骨板2.7/3.9，近端擴展和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定鷹嘴骨折，穩定冠狀突骨折。	植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷, 過敏反應肇因於無法適應植入物材質, 癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙, 植入物而引起的疼痛.	多角度鎖定加壓近端鷹嘴骨板2.7/3.5，長的近端延伸和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定小鷹嘴骨骨折段和中和三頭肌的力量，降低骨板厚度以減少骨板突出。多角度鎖定鷹嘴骨板2.7/3.9，近端擴展和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定鷹嘴骨折，穩定冠狀突骨折。	目前無同等健保品可使用	76000	FBZ026866001	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路、刮痕、修邊、與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6586	多角度鎖定加壓臂肘骨骨板系統 VA OLECRANON 2.7/3.5 LEFT 4H L116MM AS:SYNTHES 04.107.304	VA OLECRANON 2.7/3.5 LEFT 4H L116MM AS:SYNTHES 04.107.304	多角度鎖定加壓近端鷹嘴骨板2.7/3.5，長的近端延伸和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定小鷹嘴骨骨折段和中和三頭肌的力量，降低骨板厚度以減少骨板突出。多角度鎖定鷹嘴骨板2.7/3.10，近端擴展和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定鷹嘴骨折，穩定冠狀突骨折。	植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷, 過敏反應肇因於無法適應植入物材質, 癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙, 植入物而引起的疼痛.	多角度鎖定加壓近端鷹嘴骨板2.7/3.5，長的近端延伸和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定小鷹嘴骨骨折段和中和三頭肌的力量，降低骨板厚度以減少骨板突出。多角度鎖定鷹嘴骨板2.7/3.10，近端擴展和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定鷹嘴骨折，穩定冠狀突骨折。	目前無同等健保品可使用	76000	FBZ026866001	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路、刮痕、修邊、與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6587	多角度鎖定加壓肘骨骨板系統 VA-DHP 2.7/3.5 DORSOLATERAL WITH LATERAL 4H L88MM RIGHTAS:SYNTHES 04.117.004	VA-DHP 2.7/3.5 DORSOLATERAL WITH LATERAL 4H L88MM RIGHTAS:SYNTHES 04.117.004	多角度鎖定加壓近端鷹嘴骨板2.7/3.5，長的近端延伸和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定小鷹嘴骨骨折段和中和三頭肌的力量，降低骨板厚度以減少骨板突出。多角度鎖定鷹嘴骨板2.7/3.11，近端擴展和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定鷹嘴骨折，穩定冠狀突骨折。	植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷, 過敏反應肇因於無法適應植入物材質, 癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙, 植入物而引起的疼痛.	多角度鎖定加壓近端鷹嘴骨板2.7/3.5，長的近端延伸和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定小鷹嘴骨骨折段和中和三頭肌的力量，降低骨板厚度以減少骨板突出。多角度鎖定鷹嘴骨板2.7/3.11，近端擴展和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定鷹嘴骨折，穩定冠狀突骨折。	目前無同等健保品可使用	76000	FBZ026866001	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路、刮痕、修邊、與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6588	多角度鎖定加壓臂肘骨骨板系統 VA-DHP 2.7/3.5 DORSOLATERAL WITH LATERAL 4H L88MM LEFTAS:SYNTHES 04.117.104	VA-DHP 2.7/3.5 DORSOLATERAL WITH LATERAL 4H L88MM LEFTAS:SYNTHES 04.117.104	多角度鎖定加壓近端鷹嘴骨板2.7/3.5，長的近端延伸和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定小鷹嘴骨骨折段和中和三頭肌的力量，降低骨板厚度以減少骨板突出。多角度鎖定鷹嘴骨板2.7/3.12，近端擴展和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定鷹嘴骨折，穩定冠狀突骨折。	植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷, 過敏反應肇因於無法適應植入物材質, 癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙, 植入物而引起的疼痛.	多角度鎖定加壓近端鷹嘴骨板2.7/3.5，長的近端延伸和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定小鷹嘴骨骨折段和中和三頭肌的力量，降低骨板厚度以減少骨板突出。多角度鎖定鷹嘴骨板2.7/3.12，近端擴展和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定鷹嘴骨折，穩定冠狀突骨折。	目前無同等健保品可使用	76000	FBZ026866001	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路、刮痕、修邊、與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6589	多角度鎖定加壓肘骨骨板系統 VA-DHP 2.7/3.5 DORSOLATERAL MEDIUM 4H L88MM RIGHTAS:SYNTHES 04.117.204	VA-DHP 2.7/3.5 DORSOLATERAL MEDIUM 4H L88MM RIGHTAS:SYNTHES 04.117.204	多角度鎖定加壓近端鷹嘴骨板2.7/3.5，長的近端延伸和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定小鷹嘴骨骨折段和中和三頭肌的力量，降低骨板厚度以減少骨板突出。多角度鎖定鷹嘴骨板2.7/3.13，近端擴展和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定鷹嘴骨折，穩定冠狀突骨折。	植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷, 過敏反應肇因於無法適應植入物材質, 癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙, 植入物而引起的疼痛.	多角度鎖定加壓近端鷹嘴骨板2.7/3.5，長的近端延伸和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定小鷹嘴骨骨折段和中和三頭肌的力量，降低骨板厚度以減少骨板突出。多角度鎖定鷹嘴骨板2.7/3.13，近端擴展和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定鷹嘴骨折，穩定冠狀突骨折。	目前無同等健保品可使用	76000	FBZ026866001	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路、刮痕、修邊、與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6590	多角度鎖定加壓肘骨骨板系統 VA-DHP 2.7/3.5 DORSOLATERAL MEDIUM 4H L88MM LEFTAS:SYNTHES 04.117.304	VA-DHP 2.7/3.5 DORSOLATERAL MEDIUM 4H L88MM LEFTAS:SYNTHES 04.117.304	多角度鎖定加壓近端鷹嘴骨板2.7/3.5，長的近端延伸和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定小鷹嘴骨骨折段和中和三頭肌的力量，降低骨板厚度以減少骨板突出。多角度鎖定鷹嘴骨板2.7/3.14，近端擴展和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定鷹嘴骨折，穩定冠狀突骨折。	植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷, 過敏反應肇因於無法適應植入物材質, 癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙, 植入物而引起的疼痛.	多角度鎖定加壓近端鷹嘴骨板2.7/3.5，長的近端延伸和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定小鷹嘴骨骨折段和中和三頭肌的力量，降低骨板厚度以減少骨板突出。多角度鎖定鷹嘴骨板2.7/3.14，近端擴展和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定鷹嘴骨折，穩定冠狀突骨折。	目前無同等健保品可使用	76000	FBZ026866001	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路、刮痕、修邊、與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6591	多角度鎖定加壓肘骨骨板系統 VA DISTAL HUMERAL 2.7/3.5 LATERAL RIGHT 2H/L82MMAS:SYNTHES 04.117.802	VA DISTAL HUMERAL 2.7/3.5 LATERAL RIGHT 2H/L82MMAS:SYNTHES 04.117.802	多角度鎖定加壓近端鷹嘴骨板2.7/3.5，長的近端延伸和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定小鷹嘴骨骨折段和中和三頭肌的力量，降低骨板厚度以減少骨板突出。多角度鎖定鷹嘴骨板2.7/3.15，近端擴展和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定鷹嘴骨折，穩定冠狀突骨折。	植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷, 過敏反應肇因於無法適應植入物材質, 癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙, 植入物而引起的疼痛.	多角度鎖定加壓近端鷹嘴骨板2.7/3.5，長的近端延伸和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定小鷹嘴骨骨折段和中和三頭肌的力量，降低骨板厚度以減少骨板突出。多角度鎖定鷹嘴骨板2.7/3.15，近端擴展和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定鷹嘴骨折，穩定冠狀突骨折。	目前無同等健保品可使用	76000	FBZ026866001	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路、刮痕、修邊、與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6592	多角度鎖定加壓肘骨骨板系統 VA DISTAL HUMERAL 2.7/3.5 RIGHT 5H/L121MMAS:SYNTHES 04.117.805	VA DISTAL HUMERAL 2.7/3.5 RIGHT 5H/L121MMAS:SYNTHES 04.117.805	多角度鎖定加壓近端鷹嘴骨板2.7/3.5，長的近端延伸和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定小鷹嘴骨骨折段和中和三頭肌的力量，降低骨板厚度以減少骨板突出。多角度鎖定鷹嘴骨板2.7/3.16，近端擴展和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定鷹嘴骨折，穩定冠狀突骨折。	植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷, 過敏反應肇因於無法適應植入物材質, 癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙, 植入物而引起的疼痛.	多角度鎖定加壓近端鷹嘴骨板2.7/3.5，長的近端延伸和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定小鷹嘴骨骨折段和中和三頭肌的力量，降低骨板厚度以減少骨板突出。多角度鎖定鷹嘴骨板2.7/3.16，近端擴展和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定鷹嘴骨折，穩定冠狀突骨折。	目前無同等健保品可使用	76000	FBZ026866001	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路、刮痕、修邊、與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6593	多角度鎖定加壓肘骨骨板系統 VA DISTAL HUMERAL 2.7/3.5 RIGHT 7H/L147MMAS:SYNTHES 04.117.807	VA DISTAL HUMERAL 2.7/3.5 RIGHT 7H/L147MMAS:SYNTHES 04.117.807	多角度鎖定加壓近端鷹嘴骨板2.7/3.5，長的近端延伸和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定小鷹嘴骨骨折段和中和三頭肌的力量，降低骨板厚度以減少骨板突出。多角度鎖定鷹嘴骨板2.7/3.17，近端擴展和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定鷹嘴骨折，穩定冠狀突骨折。	植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷, 過敏反應肇因於無法適應植入物材質, 癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙, 植入物而引起的疼痛.	多角度鎖定加壓近端鷹嘴骨板2.7/3.5，長的近端延伸和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定小鷹嘴骨骨折段和中和三頭肌的力量，降低骨板厚度以減少骨板突出。多角度鎖定鷹嘴骨板2.7/3.17，近端擴展和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定鷹嘴骨折，穩定冠狀突骨折。	目前無同等健保品可使用	76000	FBZ026866001	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路、刮痕、修邊、與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6594	多角度鎖定加壓肘骨骨板系統 VA DISTAL HUMERAL 2.7/3.5 LEFT2H/L82MM AS:SYNTHES 04.117.902	VA DISTAL HUMERAL 2.7/3.5 LEFT2H/L82MM AS:SYNTHES 04.117.902	多角度鎖定加壓近端鷹嘴骨板2.7/3.5，長的近端延伸和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定小鷹嘴骨骨折段和中和三頭肌的力量，降低骨板厚度以減少骨板突出。多角度鎖定鷹嘴骨板2.7/3.18，近端擴展和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定鷹嘴骨折，穩定冠狀突骨折。	植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷, 過敏反應肇因於無法適應植入物材質, 癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙, 植入物而引起的疼痛.	多角度鎖定加壓近端鷹嘴骨板2.7/3.5，長的近端延伸和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定小鷹嘴骨骨折段和中和三頭肌的力量，降低骨板厚度以減少骨板突出。多角度鎖定鷹嘴骨板2.7/3.18，近端擴展和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定鷹嘴骨折，穩定冠狀突骨折。	目前無同等健保品可使用	76000	FBZ026866001	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路、刮痕、修邊、與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6595	多角度鎖定加壓肘骨骨板系統 VA DISTAL HUMERAL 2.7/3.5 LEFT 5H/L121MMAS:SYNTHES 04.117.905	VA DISTAL HUMERAL 2.7/3.5 LEFT 5H/L121MMAS:SYNTHES 04.117.905	多角度鎖定加壓近端鷹嘴骨板2.7/3.5，長的近端延伸和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定小鷹嘴骨骨折段和中和三頭肌的力量，降低骨板厚度以減少骨板突出。多角度鎖定鷹嘴骨板2.7/3.19，近端擴展和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定鷹嘴骨折，穩定冠狀突骨折。	植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷, 過敏反應肇因於無法適應植入物材質, 癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙, 植入物而引起的疼痛.	多角度鎖定加壓近端鷹嘴骨板2.7/3.5，長的近端延伸和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定小鷹嘴骨骨折段和中和三頭肌的力量，降低骨板厚度以減少骨板突出。多角度鎖定鷹嘴骨板2.7/3.19，近端擴展和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定鷹嘴骨折，穩定冠狀突骨折。	目前無同等健保品可使用	76000	FBZ026866001	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路、刮痕、修邊、與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6596	多角度鎖定加壓肘骨骨板系統 VA DISTAL HUMERAL 2.7/3.5 LEFT 7H/L147MMAS:SYNTHES 04.117.907	VA DISTAL HUMERAL 2.7/3.5 LEFT 7H/L147MMAS:SYNTHES 04.117.907	多角度鎖定加壓近端鷹嘴骨板2.7/3.5，長的近端延伸和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定小鷹嘴骨骨折段和中和三頭肌的力量，降低骨板厚度以減少骨板突出。多角度鎖定鷹嘴骨板2.7/3.20，近端擴展和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定鷹嘴骨折，穩定冠狀突骨折。	植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷, 過敏反應肇因於無法適應植入物材質, 癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙, 植入物而引起的疼痛.	多角度鎖定加壓近端鷹嘴骨板2.7/3.5，長的近端延伸和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定小鷹嘴骨骨折段和中和三頭肌的力量，降低骨板厚度以減少骨板突出。多角度鎖定鷹嘴骨板2.7/3.20，近端擴展和可選擇的多螺絲鎖定孔，能固定鷹嘴骨折，穩定冠狀突骨折。	目前無同等健保品可使用	76000	FBZ026866001	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路、刮痕、修邊、與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6597	淚管塞 0.2MM D X 2MM L AS:OASIS 6402	SOFT PLUS EXTENDED DURATION PLUG 0.2MM D X 2MM L AS:OASIS 6402	104年3月藥物共同擬訂會議結論：考量臨床治療可選擇其他方式且價格相較昂貴，故不納入健保給付。	無明顯之副作用	1.由可吸收的其聚物組成。2.淚管塞可以使用約3個月內緩慢融解。3.規格尺寸:0.2mm–0.5mm。4.常溫保存運送，不需冷藏。5.目前唯一通過台灣衛生福利部許可。	此品項類別無健保支付品項	1700	TBZ025363001	1.不可重複滅菌使用。2.避免存放於過度潮濕環境。3.使用過程中避免造成淚小管穿孔。
6598	淚管塞 0.3MM AS:OASIS 6403	SOFT PLUS EXTENDED DURATION PLUG 0.3MM AS:OASIS 6403	104年3月藥物共同擬訂會議結論：考量臨床治療可選擇其他方式且價格相較昂貴，故不納入健保給付。	無明顯之副作用	1.由可吸收的其聚物組成。2.淚管塞可以使用約3個月內緩慢融解。3.規格尺寸:0.2mm–0.5mm。4.常溫保存運送，不需冷藏。5.目前唯一通過台灣衛生福利部許可。	此品項類別無健保支付品項	1700	TBZ025363001	1.不可重複滅菌使用。2.避免存放於過度潮濕環境。3.使用過程中避免造成淚小管穿孔。
6599	淚管塞 0.4MM AS:OASIS 6404	SOFT PLUS EXTENDED DURATION PLUG 0.4MM AS:OASIS 6404	104年3月藥物共同擬訂會議結論：考量臨床治療可選擇其他方式且價格相較昂貴，故不納入健保給付。	無明顯之副作用	1.由可吸收的其聚物組成。2.淚管塞可以使用約3個月內緩慢融解。3.規格尺寸:0.2mm–0.5mm。4.常溫保存運送，不需冷藏。5.目前唯一通過台灣衛生福利部許可。	此品項類別無健保支付品項	1700	TBZ025363001	1.不可重複滅菌使用。2.避免存放於過度潮濕環境。3.使用過程中避免造成淚小管穿孔。
6600	淚管塞 0.5MM AS:OASIS 6405	SOFT PLUS EXTENDED DURATION PLUG 0.5MM AS:OASIS 6405	104年3月藥物共同擬訂會議結論：考量臨床治療可選擇其他方式且價格相較昂貴，故不納入健保給付。	無明顯之副作用	1.由可吸收的其聚物組成。2.淚管塞可以使用約3個月內緩慢融解。3.規格尺寸:0.2mm–0.5mm。4.常溫保存運送，不需冷藏。5.目前唯一通過台灣衛生福利部許可。	此品項類別無健保支付品項	1700	TBZ025363001	1.不可重複滅菌使用。2.避免存放於過度潮濕環境。3.使用過程中避免造成淚小管穿孔。
6601	雙極超音波電刀(開放性手術用) 細腰型 OPEN FINE JAW 9CM AS:OLYMPUS TB-0009OF	THUNDERBEAT OPEN FINE JAW SEAL/CUT SEAL 9CMAS:OLYMPUS TB-0009OF	可減少手術時間,減少併發症易使血管或軟組織止血	須避開對熱敏感組織,如神經及副甲狀腺	器械具有雙能量雙極及超音波可在手過程中執行切割止血剝離減少抽換器械之時間	可減少手術時間,減少併發症易使血管或軟組織止血	26000	TKY028993001	裝有心律調節器,主動式植入物的病患,需與製造商諮商,以確保手術安全,使用高頻電刀可能會使調節器及主動式植入物故障
6602	丟棄式引流管 如:MAMMATOME MVAC1	DISPOSABLE TUBING SET AS:MAMMATOME MVAC1	"乳房活體組織切片檢查系統主要為提供乳房異常組織的診斷採樣作業, 配合攝影異常部位進行局部或完全切除採樣以提供乳房病理檢驗, 配合觸診異常部位進行局部切除採樣以提供乳房病理檢驗"	暫時性之乳房淤青或出血	"乳房活體組織切片檢查系統主要為提供乳房異常組織的診斷採樣作業, 配合攝影異常部位進行局部或完全切除採樣以提供乳房病理檢驗, 配合觸診異常部位進行局部切除採樣以提供乳房病理檢驗"	目前無建保給付品項	1150	NTZ011331003	產品為單次使用無法重複使用，經醫師判斷會因中心切除或活體組織切片而增加風險或產生併發症的病人，接受抗凝血劑或可能罹患出血失調的病人

6603	高頻熱凝探頭 AS:JOIMAX JVP32024	VAPORFLEX PROBE 320,BALL TIP,BIPOLAR AS:JOIMAX JVP32024	手術部位熱凝止血及突出椎間盤燒灼	無不良副作用	內視鏡專用高頻熱凝探頭，穿透力僅1mm，可服貼硬脊囊燒灼不傷神經，前端彎曲設計可適應刁鑽角度割離軟組織並熱凝止血。	無健保給付品項可比較	92000	S8030346001	靠近神經部位採用coagulation功率,並以點放方式燒灼
6604	遠端橋骨交叉互鎖式骨板 NARROW MINI PLATE RIGHT 22MM*41MM AS:ZIMMER BIOMET 131811040	NARROW MINI PLATE RIGHT 22MM*41MM AS:ZIMMER BIOMET 131811040	1.鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適。	可能的副作用有：骨螺釘、骨板、螺釘鬆脫、裂縫或斷裂或因不癒合、骨質疏鬆的不穩定粉碎骨折的固定喪失，不癒合或癒合不良、造成喪失旋轉或月度上的解剖位置。對材料過敏。	1.鈦合金材質，生物相容性高 2. 關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊3.可提供無紋螺釘,利用其3D結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性	1. 鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適	62400	FBZ029081001	1、本植體僅可單次使用2、請勿將本產品用於適應症以外的用途3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械
6605	遠端橋骨交叉互鎖式骨板 NARROW PLATE RIGHT 22MM*51MM AS:ZIMMER BIOMET 131811050	NARROW PLATE RIGHT 22MM*51MM AS:ZIMMER BIOMET 131811050	1.鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適。	可能的副作用有：骨螺釘、骨板、螺釘鬆脫、裂縫或斷裂或因不癒合、骨質疏鬆的不穩定粉碎骨折的固定喪失，不癒合或癒合不良、造成喪失旋轉或月度上的解剖位置。對材料過敏。	1.鈦合金材質，生物相容性高 2. 關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊3.可提供無紋螺釘,利用其3D結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性	1. 鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適	62400	FBZ029081001	1、本植體僅可單次使用2、請勿將本產品用於適應症以外的用途3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械
6606	遠端橋骨交叉互鎖式骨板 MINI PLATE RIGHT 24MM*43MM AS:ZIMMER BIOMET 131812040	MINI PLATE RIGHT 24MM*43MM AS:ZIMMER BIOMET 131812040	1.鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適。	可能的副作用有：骨螺釘、骨板、螺釘鬆脫、裂縫或斷裂或因不癒合、骨質疏鬆的不穩定粉碎骨折的固定喪失，不癒合或癒合不良、造成喪失旋轉或月度上的解剖位置。對材料過敏。	1.鈦合金材質，生物相容性高 2. 關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊3.可提供無紋螺釘,利用其3D結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性	1. 鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適	62400	FBZ029081001	1、本植體僅可單次使用2、請勿將本產品用於適應症以外的用途3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械
6607	遠端橋骨交叉互鎖式骨板 STANDARD PLATE RIGHT 24MM*51MM AS:ZIMMER BIOMET 131812050	STANDARD PLATE RIGHT 24MM*51MM AS:ZIMMER BIOMET 131812050	1.鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適。	可能的副作用有：骨螺釘、骨板、螺釘鬆脫、裂縫或斷裂或因不癒合、骨質疏鬆的不穩定粉碎骨折的固定喪失，不癒合或癒合不良、造成喪失旋轉或月度上的解剖位置。對材料過敏。	1.鈦合金材質，生物相容性高 2. 關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊3.可提供無紋螺釘,利用其3D結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性	1. 鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適	62400	FBZ029081001	1、本植體僅可單次使用2、請勿將本產品用於適應症以外的用途3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械
6608	遠端橋骨交叉互鎖式骨板 MEDIUM PLATE RIGHT 24MM*62MM AS:ZIMMER BIOMET 131812060	MEDIUM PLATE RIGHT 24MM*62MM AS:ZIMMER BIOMET 131812060	1.鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適。	可能的副作用有：骨螺釘、骨板、螺釘鬆脫、裂縫或斷裂或因不癒合、骨質疏鬆的不穩定粉碎骨折的固定喪失，不癒合或癒合不良、造成喪失旋轉或月度上的解剖位置。對材料過敏。	1.鈦合金材質，生物相容性高 2. 關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊3.可提供無紋螺釘,利用其3D結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性	1. 鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適	62400	FBZ029081001	1、本植體僅可單次使用2、請勿將本產品用於適應症以外的用途3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械
6609	遠端橋骨交叉互鎖式骨板 LONG PLATE RIGHT 24MM*85MM AS:ZIMMER BIOMET 131812090	LONG PLATE RIGHT 24MM*85MM AS:ZIMMER BIOMET 131812090	1.鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適。	可能的副作用有：骨螺釘、骨板、螺釘鬆脫、裂縫或斷裂或因不癒合、骨質疏鬆的不穩定粉碎骨折的固定喪失，不癒合或癒合不良、造成喪失旋轉或月度上的解剖位置。對材料過敏。	1.鈦合金材質，生物相容性高 2. 關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊3.可提供無紋螺釘,利用其3D結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性	1. 鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適	62400	FBZ029081001	1、本植體僅可單次使用2、請勿將本產品用於適應症以外的用途3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械
6610	遠端橋骨交叉互鎖式骨板 EXTRA LONG PLATE RIGHT24MM*125MM AS:ZIMMER BIOMET 131812126	EXTRA LONG PLATE RIGHT24MM*125MM AS:ZIMMER BIOMET 131812126	1.鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適。	可能的副作用有：骨螺釘、骨板、螺釘鬆脫、裂縫或斷裂或因不癒合、骨質疏鬆的不穩定粉碎骨折的固定喪失，不癒合或癒合不良、造成喪失旋轉或月度上的解剖位置。對材料過敏。	1.鈦合金材質，生物相容性高 2. 關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊3.可提供無紋螺釘,利用其3D結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性	1. 鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適	62400	FBZ029081001	1、本植體僅可單次使用2、請勿將本產品用於適應症以外的用途3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械
6611	遠端橋骨交叉互鎖式骨板 EXTRA EXTRA LONG PLATE RIGHT24MM*175MM AS:ZIMMER BIOMET 131812176	EXTRA EXTRA LONG PLATE RIGHT24MM*175MM AS:ZIMMER BIOMET 131812176	1.鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適。	可能的副作用有：骨螺釘、骨板、螺釘鬆脫、裂縫或斷裂或因不癒合、骨質疏鬆的不穩定粉碎骨折的固定喪失，不癒合或癒合不良、造成喪失旋轉或月度上的解剖位置。對材料過敏。	1.鈦合金材質，生物相容性高 2. 關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊3.可提供無紋螺釘,利用其3D結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性	1. 鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適	62400	FBZ029081001	1、本植體僅可單次使用2、請勿將本產品用於適應症以外的用途3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械
6612	遠端橋骨交叉互鎖式骨板 WIDE PLATE RIGHT 28MM*56MM AS:ZIMMER BIOMET 131813050	WIDE PLATE RIGHT 28MM*56MM AS:ZIMMER BIOMET 131813050	1.鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適。	可能的副作用有：骨螺釘、骨板、螺釘鬆脫、裂縫或斷裂或因不癒合、骨質疏鬆的不穩定粉碎骨折的固定喪失，不癒合或癒合不良、造成喪失旋轉或月度上的解剖位置。對材料過敏。	1.鈦合金材質，生物相容性高 2. 關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊3.可提供無紋螺釘,利用其3D結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性	1. 鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適	62400	FBZ029081001	1、本植體僅可單次使用2、請勿將本產品用於適應症以外的用途3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械
6613	遠端橋骨交叉互鎖式骨板 VOLAR RIM PLATE RIGHT24MM*55MM AS:ZIMMER BIOMET 131814050	VOLAR RIM PLATE RIGHT24MM*55MM AS:ZIMMER BIOMET 131814050	1.鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適。	可能的副作用有：骨螺釘、骨板、螺釘鬆脫、裂縫或斷裂或因不癒合、骨質疏鬆的不穩定粉碎骨折的固定喪失，不癒合或癒合不良、造成喪失旋轉或月度上的解剖位置。對材料過敏。	1.鈦合金材質，生物相容性高 2. 關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊3.可提供無紋螺釘,利用其3D結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性	1. 鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適	62400	FBZ029081001	1、本植體僅可單次使用2、請勿將本產品用於適應症以外的用途3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械
6614	遠端橋骨交叉互鎖式骨板 NARROW MINI PLATE LEFT22MM*41MM AS:ZIMMER BIOMET 131821040	NARROW MINI PLATE LEFT22MM*41MM AS:ZIMMER BIOMET 131821040	1.鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適。	可能的副作用有：骨螺釘、骨板、螺釘鬆脫、裂縫或斷裂或因不癒合、骨質疏鬆的不穩定粉碎骨折的固定喪失，不癒合或癒合不良、造成喪失旋轉或月度上的解剖位置。對材料過敏。	1.鈦合金材質，生物相容性高 2. 關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊3.可提供無紋螺釘,利用其3D結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性	1. 鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適	62400	FBZ029081001	1、本植體僅可單次使用2、請勿將本產品用於適應症以外的用途3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械
6615	遠端橋骨交叉互鎖式骨板 NARROW PLATE LEFT 22MM*51MM AS:ZIMMER BIOMET 131821050	NARROW PLATE LEFT 22MM*51MM AS:ZIMMER BIOMET 131821050	1.鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適。	可能的副作用有：骨螺釘、骨板、螺釘鬆脫、裂縫或斷裂或因不癒合、骨質疏鬆的不穩定粉碎骨折的固定喪失，不癒合或癒合不良、造成喪失旋轉或月度上的解剖位置。對材料過敏。	1.鈦合金材質，生物相容性高 2. 關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊3.可提供無紋螺釘,利用其3D結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性	1. 鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適	62400	FBZ029081001	1、本植體僅可單次使用2、請勿將本產品用於適應症以外的用途3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械
6616	遠端橋骨交叉互鎖式骨板 MEDIUM PLATE LEFT 24MM*62MM AS:ZIMMER BIOMET 131822060	MEDIUM PLATE LEFT 24MM*62MM AS:ZIMMER BIOMET 131822060	1.鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適。	可能的副作用有：骨螺釘、骨板、螺釘鬆脫、裂縫或斷裂或因不癒合、骨質疏鬆的不穩定粉碎骨折的固定喪失，不癒合或癒合不良、造成喪失旋轉或月度上的解剖位置。對材料過敏。	1.鈦合金材質，生物相容性高 2. 關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊3.可提供無紋螺釘,利用其3D結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性	1. 鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適	62400	FBZ029081001	1、本植體僅可單次使用2、請勿將本產品用於適應症以外的用途3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械
6617	遠端橋骨交叉互鎖式骨板 LONG PLATE LEFT 24MM*85MM AS:ZIMMER BIOMET 131822090	LONG PLATE LEFT 24MM*85MM AS:ZIMMER BIOMET 131822090	1.鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適。	可能的副作用有：骨螺釘、骨板、螺釘鬆脫、裂縫或斷裂或因不癒合、骨質疏鬆的不穩定粉碎骨折的固定喪失，不癒合或癒合不良、造成喪失旋轉或月度上的解剖位置。對材料過敏。	1.鈦合金材質，生物相容性高 2. 關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊3.可提供無紋螺釘,利用其3D結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性	1. 鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適	62400	FBZ029081001	1、本植體僅可單次使用2、請勿將本產品用於適應症以外的用途3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械
6618	遠端橋骨交叉互鎖式骨板 EXTRA LONG PLATE LEFT24MM*125MM AS:ZIMMER BIOMET 131822126	EXTRA LONG PLATE LEFT24MM*125MM AS:ZIMMER BIOMET 131822126	1.鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適。	可能的副作用有：骨螺釘、骨板、螺釘鬆脫、裂縫或斷裂或因不癒合、骨質疏鬆的不穩定粉碎骨折的固定喪失，不癒合或癒合不良、造成喪失旋轉或月度上的解剖位置。對材料過敏。	1.鈦合金材質，生物相容性高 2. 關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊3.可提供無紋螺釘,利用其3D結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性	1. 鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適	62400	FBZ029081001	1、本植體僅可單次使用2、請勿將本產品用於適應症以外的用途3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械
6619	遠端橋骨交叉互鎖式骨板 EXTRA EXTRA LONG PLATE LEFT24MM*175MM AS:ZIMMER BIOMET 131822176	EXTRA EXTRA LONG PLATE LEFT24MM*175MM AS:ZIMMER BIOMET 131822176	1.鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適。	可能的副作用有：骨螺釘、骨板、螺釘鬆脫、裂縫或斷裂或因不癒合、骨質疏鬆的不穩定粉碎骨折的固定喪失，不癒合或癒合不良、造成喪失旋轉或月度上的解剖位置。對材料過敏。	1.鈦合金材質，生物相容性高 2. 關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊3.可提供無紋螺釘,利用其3D結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性	1. 鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適	62400	FBZ029081001	1、本植體僅可單次使用2、請勿將本產品用於適應症以外的用途3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械
6620	遠端橋骨交叉互鎖式骨板 WIDE PLATE LEFT 28MM*56MM AS:ZIMMER BIOMET 131823050	WIDE PLATE LEFT 28MM*56MM AS:ZIMMER BIOMET 131823050	1.鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適。	可能的副作用有：骨螺釘、骨板、螺釘鬆脫、裂縫或斷裂或因不癒合、骨質疏鬆的不穩定粉碎骨折的固定喪失，不癒合或癒合不良、造成喪失旋轉或月度上的解剖位置。對材料過敏。	1.鈦合金材質，生物相容性高 2. 關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊3.可提供無紋螺釘,利用其3D結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性	1. 鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適	62400	FBZ029081001	1、本植體僅可單次使用2、請勿將本產品用於適應症以外的用途3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械
6621	遠端橋骨交叉互鎖式骨板 VOLAR RIM PLATE LEFT24MM*55MM AS:ZIMMER BIOMET 131824050	VOLAR RIM PLATE LEFT24MM*55MM AS:ZIMMER BIOMET 131824050	1.鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適。	可能的副作用有：骨螺釘、骨板、螺釘鬆脫、裂縫或斷裂或因不癒合、骨質疏鬆的不穩定粉碎骨折的固定喪失，不癒合或癒合不良、造成喪失旋轉或月度上的解剖位置。對材料過敏。	1.鈦合金材質，生物相容性高 2. 關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊3.可提供無紋螺釘,利用其3D結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性	1. 鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適	62400	FBZ029081001	1、本植體僅可單次使用2、請勿將本產品用於適應症以外的用途3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械
6622	遠端橋骨交叉互鎖式骨板 VOLAR RIM PLATE NARROW LEFT22MM*55MM AS:ZIMMER BIOMET 131825050	VOLAR RIM PLATE NARROW LEFT22MM*55MM AS:ZIMMER BIOMET 131825050	1.鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適。	可能的副作用有：骨螺釘、骨板、螺釘鬆脫、裂縫或斷裂或因不癒合、骨質疏鬆的不穩定粉碎骨折的固定喪失，不癒合或癒合不良、造成喪失旋轉或月度上的解剖位置。對材料過敏。	1.鈦合金材質，生物相容性高 2. 關節面多向投射角度可以讓螺釘避開關節面且固定多個骨塊3.可提供無紋螺釘,利用其3D結構能扎實固定橈骨關節面,減低二次骨折的可能性	1. 鈦合金材質，生物相容性高2.健保骨材無互鎖機制,對於骨骼或較為複雜粉碎的骨折,無法提供最佳固定效果,本產品提供多向角度互鎖機制3.解剖設計,低姿態的末端設計能避免干擾肌腱,降低術後活動的不適	62400	FBZ029081001	1、本植體僅可單次使用2、請勿將本產品用於適應症以外的用途3、為確保準確植入裝置，只可以用專為搭配這些裝置而設計之器械

6623	女性骨盆底修復網片 MESH FOR FEMALE PELVIC FLOOR SURGERY PRS 3X23CM AS:DYNAMESH PV350323F1	MESH FOR FEMALE PELVIC FLOOR SURGERY PRS3X23CM AS:DYNAMESH PV350323F1	本產品的材質PVDF 是新高科技特殊材質，異於現有的人工網膜，可減少手術相關後遺症，{健保不給付原因是考量目前(此新材質的產品)文獻資料僅有短期之追蹤，且產品價格過高，故(暫)不納入健保給付。	1.本產品的材質PVDF 尚未在文獻中有大型研究發現其可能會產生的副作用。2. 與所有異物植入物一樣，對原本就存在的感染可能有不良反應且導致暫時性的局部刺激，或加重感染，請參考禁忌症。禁忌症:不適用於已知的尿路感染、懷孕或計劃懷孕、及發育期中的女性。	本產品的材質PVDF 是新高科技特殊材質，異於現有的人工網膜，可減少手術相關後遺症，{健保不給付原因是考量目前(此新材質的產品)文獻資料僅有短期之追蹤，且產品價格過高，故(暫)不納入健保給付。	骨盆腔重建的網片目前沒有健保，均為自費。	36000	FSZ030302004	無
6624	瑟皮恩三經導管心臟瓣膜 及股動脈套管組 26MM AS:EDWARDS S3TF126	SAPIEN 3-COMMANDER KIT AS:EDWARDS S3TF126	對於原主動脈瓣鈣化而狹窄而需做瓣膜置換手術之高危險的病患。產品設計的獨特性適合主動脈弓過度彎曲的病患及提供較佳的臨床結果並降低合併症的發生。	1.辦環破裂、2.遮蔽冠狀動脈口、3.植入心臟節器、4.血管損傷、5.出血、6.中風。	對於原主動脈瓣鈣化而狹窄而需做瓣膜置換手術之高危險的病患。產品設計的獨特性適合主動脈弓過度彎曲的病患及提供較佳的臨床結果並降低合併症的發生。	無	1180000	FHZ029439001	產品為單次銷售,不可再次滅菌或重複使用
6625	HA塗層緻密骨釘 HA OSTEOTITE CORTICAL 120/40 MM AS:ORTHOFIX 99-60106	HA OSTEOTITE CORTICAL 120/40 MM AS:ORTHOFIX 99-60106	羥基磷灰石塗層 (HA, Hydroxyapati te) 可增強骨釘與骨骼接觸的固定作用減少鬆動的機率，不佔醫院總額，供應本院病患選擇使用，為兼顧本院醫療品質及增加病人與病患的福址	神經或血管損傷對植人物過敏反應拆除後骨釘孔處骨折	搭配Orthofix 外固定器使用能夠依據患者復原狀況調整，並增強外固定器與骨骼的固定作用，使外固定器使用效果更為優良	材質為醫用不鏽鋼，塗層為羥基磷灰石較堅固耐用，因在固定的同時，活動和延長所產生的力量強大，才能維持固定和延長的醫療效果	9000	FBZ028992001	嚴重骨質疏鬆，HIV陽性患者，嚴重糖尿病患者，智力或精神疾病等，應由醫師評估是否合適使用
6626	HA塗層緻密骨釘 HA OSTEOTITE CORTICAL 120/30 MM AS:ORTHOFIX 99-60138	HA OSTEOTITE CORTICAL 120/30 MM AS:ORTHOFIX 99-60138	羥基磷灰石塗層 (HA, Hydroxyapati te) 可增強骨釘與骨骼接觸的固定作用減少鬆動的機率，不佔醫院總額，供應本院病患選擇使用，為兼顧本院醫療品質及增加病人與病患的福址	神經或血管損傷對植人物過敏反應拆除後骨釘孔處骨折	搭配Orthofix 外固定器使用能夠依據患者復原狀況調整，並增強外固定器與骨骼的固定作用，使外固定器使用效果更為優良	材質為醫用不鏽鋼，塗層為羥基磷灰石較堅固耐用，因在固定的同時，活動和延長所產生的力量強大，才能維持固定和延長的醫療效果	9000	FBZ028992001	嚴重骨質疏鬆，HIV陽性患者，嚴重糖尿病患者，智力或精神疾病等，應由醫師評估是否合適使用
6627	HA塗層緻密骨釘 HAOSTEOTITE CORTICAL 130/30 MM AS:ORTHOFIX 99-60139	HAOSTEOTITE CORTICAL 130/30 MM AS:ORTHOFIX 99-60139	羥基磷灰石塗層 (HA, Hydroxyapati te) 可增強骨釘與骨骼接觸的固定作用減少鬆動的機率，不佔醫院總額，供應本院病患選擇使用，為兼顧本院醫療品質及增加病人與病患的福址	神經或血管損傷對植人物過敏反應拆除後骨釘孔處骨折	搭配Orthofix 外固定器使用能夠依據患者復原狀況調整，並增強外固定器與骨骼的固定作用，使外固定器使用效果更為優良	材質為醫用不鏽鋼，塗層為羥基磷灰石較堅固耐用，因在固定的同時，活動和延長所產生的力量強大，才能維持固定和延長的醫療效果	9000	FBZ028992001	嚴重骨質疏鬆，HIV陽性患者，嚴重糖尿病患者，智力或精神疾病等，應由醫師評估是否合適使用
6628	HA塗層緻密骨釘 HA OSTEOTITE CORTICAL 150/30 MM AS:ORTHOFIX 99-60142	HA OSTEOTITE CORTICAL 150/30 MM AS:ORTHOFIX 99-60142	羥基磷灰石塗層 (HA, Hydroxyapati te) 可增強骨釘與骨骼接觸的固定作用減少鬆動的機率，不佔醫院總額，供應本院病患選擇使用，為兼顧本院醫療品質及增加病人與病患的福址	神經或血管損傷對植人物過敏反應拆除後骨釘孔處骨折	搭配Orthofix 外固定器使用能夠依據患者復原狀況調整，並增強外固定器與骨骼的固定作用，使外固定器使用效果更為優良	材質為醫用不鏽鋼，塗層為羥基磷灰石較堅固耐用，因在固定的同時，活動和延長所產生的力量強大，才能維持固定和延長的醫療效果	9000	FBZ028992001	嚴重骨質疏鬆，HIV陽性患者，嚴重糖尿病患者，智力或精神疾病等，應由醫師評估是否合適使用
6629	HA塗層緻密骨釘 HA OSTEOTITE CORTICAL 160/50 MM AS:ORTHOFIX 99-60143	HA OSTEOTITE CORTICAL 160/50 MM AS:ORTHOFIX 99-60143	羥基磷灰石塗層 (HA, Hydroxyapati te) 可增強骨釘與骨骼接觸的固定作用減少鬆動的機率，不佔醫院總額，供應本院病患選擇使用，為兼顧本院醫療品質及增加病人與病患的福址	神經或血管損傷對植人物過敏反應拆除後骨釘孔處骨折	搭配Orthofix 外固定器使用能夠依據患者復原狀況調整，並增強外固定器與骨骼的固定作用，使外固定器使用效果更為優良	材質為醫用不鏽鋼，塗層為羥基磷灰石較堅固耐用，因在固定的同時，活動和延長所產生的力量強大，才能維持固定和延長的醫療效果	9000	FBZ028992001	嚴重骨質疏鬆，HIV陽性患者，嚴重糖尿病患者，智力或精神疾病等，應由醫師評估是否合適使用
6630	HA塗層緻密骨釘 HA OSTEOTITE CORTICAL 150/40 MM AS:ORTHOFIX 99-60165	HA OSTEOTITE CORTICAL 150/40 MM AS:ORTHOFIX 99-60165	羥基磷灰石塗層 (HA, Hydroxyapati te) 可增強骨釘與骨骼接觸的固定作用減少鬆動的機率，不佔醫院總額，供應本院病患選擇使用，為兼顧本院醫療品質及增加病人與病患的福址	神經或血管損傷對植人物過敏反應拆除後骨釘孔處骨折	搭配Orthofix 外固定器使用能夠依據患者復原狀況調整，並增強外固定器與骨骼的固定作用，使外固定器使用效果更為優良	材質為醫用不鏽鋼，塗層為羥基磷灰石較堅固耐用，因在固定的同時，活動和延長所產生的力量強大，才能維持固定和延長的醫療效果	9000	FBZ028992001	嚴重骨質疏鬆，HIV陽性患者，嚴重糖尿病患者，智力或精神疾病等，應由醫師評估是否合適使用
6631	HA塗層緻密骨釘 HA OSTEOTITE CORTICAL 70/20 MM AS:ORTHOFIX 99-65100	HA OSTEOTITE CORTICAL 70/20 MM AS:ORTHOFIX 99-65100	羥基磷灰石塗層 (HA, Hydroxyapati te) 可增強骨釘與骨骼接觸的固定作用減少鬆動的機率，不佔醫院總額，供應本院病患選擇使用，為兼顧本院醫療品質及增加病人與病患的福址	神經或血管損傷對植人物過敏反應拆除後骨釘孔處骨折	搭配Orthofix 外固定器使用能夠依據患者復原狀況調整，並增強外固定器與骨骼的固定作用，使外固定器使用效果更為優良	材質為醫用不鏽鋼，塗層為羥基磷灰石較堅固耐用，因在固定的同時，活動和延長所產生的力量強大，才能維持固定和延長的醫療效果	9000	FBZ028992001	嚴重骨質疏鬆，HIV陽性患者，嚴重糖尿病患者，智力或精神疾病等，應由醫師評估是否合適使用
6632	HA塗層緻密骨釘 HA OSTEOTITE CORTICAL 80/35 MM AS:ORTHOFIX 99-65101	HA OSTEOTITE CORTICAL 80/35 MM AS:ORTHOFIX 99-65101	羥基磷灰石塗層 (HA, Hydroxyapati te) 可增強骨釘與骨骼接觸的固定作用減少鬆動的機率，不佔醫院總額，供應本院病患選擇使用，為兼顧本院醫療品質及增加病人與病患的福址	神經或血管損傷對植人物過敏反應拆除後骨釘孔處骨折	搭配Orthofix 外固定器使用能夠依據患者復原狀況調整，並增強外固定器與骨骼的固定作用，使外固定器使用效果更為優良	材質為醫用不鏽鋼，塗層為羥基磷灰石較堅固耐用，因在固定的同時，活動和延長所產生的力量強大，才能維持固定和延長的醫療效果	9000	FBZ028992001	嚴重骨質疏鬆，HIV陽性患者，嚴重糖尿病患者，智力或精神疾病等，應由醫師評估是否合適使用
6633	鷹嘴突鎖定加壓骨板 LCP OLECRANON PLATE 3.5MM 8H LEFT AS：SYNTHES 436.509	LCP OLECRANON PLATE 3.5MM 8H LEFT AS：SYNTHES 436.509	鎖定加壓骨板有組合雙孔，皮質骨釘和海綿質骨釘可以鎖入未有螺紋的孔洞，或讓螺紋頭鎖定骨釘填入另一個孔洞。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷。2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙。4.植入物而引起的疼痛.	"鎖定加壓組合雙孔洞, 支援骨接合術與矯正骨骼變性並維持骨骼與軟組織的血液供應並促進傷口癒合"	傷部可以採用微創手術，將開刀傷口減至最小，可大幅減少軟組織破壞，骨折的血液循環不至被破壞，進而可使骨折的癒合速度加快，當然也減少了後遺症，病患可及早開始復建，讓傷部恢復其靈活度，避免肌肉沾黏等狀況。	65000	FBZ019220002	正確的使用植人物是非常的重要。當您將植人物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植人物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6634	3.5鷹嘴鎖定加壓骨板 LCP OLECRANON PLATE ? 3.5 LEFT 2 ? HX ? 86 ? MMAS:SYNTHES436.503	LCP OLECRANON PLATE ? 3.5 LEFT 2 ? HX ? 86 ? MMAS:SYNTHES436.503	鎖定加壓骨板有組合雙孔，皮質骨釘和海綿質骨釘可以鎖入未有螺紋的孔洞，或讓螺紋頭鎖定骨釘填入另一個孔洞。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷。2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙。4.植入物而引起的疼痛.	鋼板長度較長，選擇性較多。鎖定式鋼釘的使用，提升固定效果。鋼板依人體解剖型態事前定型(pre-contoured)；增加服貼度，甚至可以協助骨折復位。	傷部可以採用微創手術，將開刀傷口減至最小，可大幅減少軟組織破壞，骨折的血液循環不至被破壞，進而可使骨折的癒合速度加快，當然也減少了後遺症，病患可及早開始復建，讓傷部恢復其靈活度，避免肌肉沾黏等狀況。	65000	FBZ019220002	正確的使用植人物是非常的重要。當您將植人物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植人物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6635	3.5鷹嘴鎖定加壓骨板 LCP OLECRANON PLATE ? 3.5 RIGHT 6 ? HX ? 138 ? MMAS:SYNTHES436.506	LCP OLECRANON PLATE ? 3.5 RIGHT 6 ? HX ? 138 ? MMAS:SYNTHES436.506	鎖定加壓骨板有組合雙孔，皮質骨釘和海綿質骨釘可以鎖入未有螺紋的孔洞，或讓螺紋頭鎖定骨釘填入另一個孔洞。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷。2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙。4.植入物而引起的疼痛.	鋼板長度較長，選擇性較多。鎖定式鋼釘的使用，提升固定效果。鋼板依人體解剖型態事前定型(pre-contoured)；增加服貼度，甚至可以協助骨折復位。	傷部可以採用微創手術，將開刀傷口減至最小，可大幅減少軟組織破壞，骨折的血液循環不至被破壞，進而可使骨折的癒合速度加快，當然也減少了後遺症，病患可及早開始復建，讓傷部恢復其靈活度，避免肌肉沾黏等狀況。	65000	FBZ019220002	正確的使用植人物是非常的重要。當您將植人物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植人物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6636	3.5鷹嘴鎖定加壓骨板 LCP OLECRANON PLATE ? 3.5 LEFT 6 ? HX ? 138 ? MMAS:SYNTHES436.507	LCP OLECRANON PLATE ? 3.5 LEFT 6 ? HX ? 138 ? MMAS:SYNTHES436.507	鎖定加壓骨板有組合雙孔，皮質骨釘和海綿質骨釘可以鎖入未有螺紋的孔洞，或讓螺紋頭鎖定骨釘填入另一個孔洞。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷。2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙。4.植入物而引起的疼痛.	鋼板長度較長，選擇性較多。鎖定式鋼釘的使用，提升固定效果。鋼板依人體解剖型態事前定型(pre-contoured)；增加服貼度，甚至可以協助骨折復位。	傷部可以採用微創手術，將開刀傷口減至最小，可大幅減少軟組織破壞，骨折的血液循環不至被破壞，進而可使骨折的癒合速度加快，當然也減少了後遺症，病患可及早開始復建，讓傷部恢復其靈活度，避免肌肉沾黏等狀況。	65000	FBZ019220002	正確的使用植人物是非常的重要。當您將植人物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植人物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6637	2.7/3.5肱骨下端鎖定加壓骨板 DHP DISTAL HUMERAL PLATE ? 2.7/3.5 RIGHT 3 ? HOLESAS:SYNTHES441.272	DHP DISTAL HUMERAL PLATE ? 2.7/3.5 RIGHT 3 ? HOLESAS:SYNTHES441.272	鎖定加壓骨板有組合雙孔，皮質骨釘和海綿質骨釘可以鎖入未有螺紋的孔洞，或讓螺紋頭鎖定骨釘填入另一個孔洞。	1.植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷。2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙。4.植入物而引起的疼痛.	鋼板長度較長，選擇性較多。鎖定式鋼釘的使用，提升固定效果。鋼板依人體解剖型態事前定型(pre-contoured)；增加服貼度，甚至可以協助骨折復位。	傷部可以採用微創手術，將開刀傷口減至最小，可大幅減少軟組織破壞，骨折的血液循環不至被破壞，進而可使骨折的癒合速度加快，當然也減少了後遺症，病患可及早開始復建，讓傷部恢復其靈活度，避免肌肉沾黏等狀況。	57000	FBZ019220004	正確的使用植人物是非常的重要。當您將植人物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植人物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6638	2.7/3.5肱骨下端鎖定加壓骨板 DHP DISTAL HUMERAL PLATE ? 2.7/3.5 LEFT 3 ? HOLESAS:SYNTHES441.273	DHP DISTAL HUMERAL PLATE ? 2.7/3.5 LEFT 3 ? HOLESAS:SYNTHES441.273	鎖定加壓骨板有組合雙孔，皮質骨釘和海綿質骨釘可以鎖入未有螺紋的孔洞，或讓螺紋頭鎖定骨釘填入另一個孔洞。	*植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷. *過敏反應肇因於無法適應植入物材質. *癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙. *植入物而引起的疼痛.	鋼板長度較長，選擇性較多。 鎖定式鋼釘的使用，提升固定效果。 鋼板依人體解剖型態事前定型(pre-contoured)；增加服貼度，甚至可以協助骨折復位。	傷部可以採用微創手術，將開刀傷口減至最小，可大幅減少軟組織破壞，骨折的血液循環不至被破壞，進而可使骨折的癒合速度加快，當然也減少了後遺症，病患可及早開始復建，讓傷部恢復其靈活度，避免肌肉沾黏等狀況。	57000	FBZ019220004	正確的使用植人物是非常的重要。當您將植人物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植人物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6639	2.7/3.5肱骨下端鎖定加壓骨板 DHP DISTAL HUMERAL PLATE ? 2.7/3.5 M RIGHT 3 ? HOLESAS:SYNTHES441.282	DHP DISTAL HUMERAL PLATE ? 2.7/3.5 M RIGHT 3 ? HOLESAS:SYNTHES441.282	鎖定加壓骨板有組合雙孔，皮質骨釘和海綿質骨釘可以鎖入未有螺紋的孔洞，或讓螺紋頭鎖定骨釘填入另一個孔洞。	*植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷. *過敏反應肇因於無法適應植入物材質. *癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙. *植入物而引起的疼痛.	鋼板長度較長，選擇性較多。 鎖定式鋼釘的使用，提升固定效果。 鋼板依人體解剖型態事前定型(pre-contoured)；增加服貼度，甚至可以協助骨折復位。	傷部可以採用微創手術，將開刀傷口減至最小，可大幅減少軟組織破壞，骨折的血液循環不至被破壞，進而可使骨折的癒合速度加快，當然也減少了後遺症，病患可及早開始復建，讓傷部恢復其靈活度，避免肌肉沾黏等狀況。	34000	FBZ019220004	正確的使用植人物是非常的重要。當您將植人物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植人物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。

6640	2.7/3.5肱骨下端鎖定加壓骨板 DHP DISTAL HUMERAL PLATE ?2.7/3.5 M LEFT 3 ? HOLESAS:SYNTHES441.283	DHP DISTAL HUMERAL PLATE ?2.7/3.5 M LEFT 3 ? HOLESAS:SYNTHES441.283	鎖定加壓骨板有組合雙孔，皮質骨釘和海綿質骨釘可以鎖入未有螺紋的孔洞，或讓螺紋頭鎖定骨釘填入另一個孔洞。	*植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷, *過敏反應肇因於無法適應植入物材質, *癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙, *植入物而引起的疼痛.	鋼板長度較長，選擇性較多。 鎖定式鋼釘的使用，提升固定效果。 鋼板依人體解剖型態事前定型(pre-contoured)；增加服貼度，甚至可以協助骨折復位。	傷部可以採用微創手術，將開刀傷口減至最小，可大幅減少軟組織破壞，骨折的血液循環不至被破壞，進而可使骨折的癒合速度加快，當然也減少了後遺症，病患可及早開始復建，讓傷部恢復其靈活度，避免肌肉沾黏等狀況。	34000	FBZ019220004	正確的使用植人物是非常的重要。當您將植人物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植人物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6641	2.7/3.5肱骨下端鎖定加壓骨板 DHP DISTAL HUMERAL PLATE ?2.7/3.5 M RIGHT 9 ? HOLESAS:SYNTHES441.288	DHP DISTAL HUMERAL PLATE ?2.7/3.5 M RIGHT 9 ? HOLESAS:SYNTHES441.288	鎖定加壓骨板有組合雙孔，皮質骨釘和海綿質骨釘可以鎖入未有螺紋的孔洞，或讓螺紋頭鎖定骨釘填入另一個孔洞。	*植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷, *過敏反應肇因於無法適應植入物材質, *癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙, *植入物而引起的疼痛.	鋼板長度較長，選擇性較多。 鎖定式鋼釘的使用，提升固定效果。 鋼板依人體解剖型態事前定型(pre-contoured)；增加服貼度，甚至可以協助骨折復位。	傷部可以採用微創手術，將開刀傷口減至最小，可大幅減少軟組織破壞，骨折的血液循環不至被破壞，進而可使骨折的癒合速度加快，當然也減少了後遺症，病患可及早開始復建，讓傷部恢復其靈活度，避免肌肉沾黏等狀況。	34000	FBZ019220004	正確的使用植人物是非常的重要。當您將植人物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植人物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6642	2.7/3.5肱骨下端鎖定加壓骨板 DHP DISTAL HUMERAL PLATE ?2.7/3.5 M LEFT 9 ? HOLESAS:SYNTHES441.289	DHP DISTAL HUMERAL PLATE ?2.7/3.5 M LEFT 9 ? HOLESAS:SYNTHES441.289	鎖定加壓骨板有組合雙孔，皮質骨釘和海綿質骨釘可以鎖入未有螺紋的孔洞，或讓螺紋頭鎖定骨釘填入另一個孔洞。	*植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷, *過敏反應肇因於無法適應植入物材質, *癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙, *植入物而引起的疼痛.	鋼板長度較長，選擇性較多。 鎖定式鋼釘的使用，提升固定效果。 鋼板依人體解剖型態事前定型(pre-contoured)；增加服貼度，甚至可以協助骨折復位。	傷部可以採用微創手術，將開刀傷口減至最小，可大幅減少軟組織破壞，骨折的血液循環不至被破壞，進而可使骨折的癒合速度加快，當然也減少了後遺症，病患可及早開始復建，讓傷部恢復其靈活度，避免肌肉沾黏等狀況。	34000	FBZ019220004	正確的使用植人物是非常的重要。當您將植人物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植人物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6643	2.7/3.5肱骨下端鎖定加壓骨板 DHP DISTAL HUMERAL PLATE ?2.7/3.5 RIGHT 14 ? HOLESAS:SYNTHES441.302	DHP DISTAL HUMERAL PLATE ?2.7/3.5 RIGHT 14 ? HOLESAS:SYNTHES441.302	鎖定加壓骨板有組合雙孔，皮質骨釘和海綿質骨釘可以鎖入未有螺紋的孔洞，或讓螺紋頭鎖定骨釘填入另一個孔洞。	*植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷, *過敏反應肇因於無法適應植入物材質, *癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙, *植入物而引起的疼痛.	鋼板長度較長，選擇性較多。 鎖定式鋼釘的使用，提升固定效果。 鋼板依人體解剖型態事前定型(pre-contoured)；增加服貼度，甚至可以協助骨折復位。	傷部可以採用微創手術，將開刀傷口減至最小，可大幅減少軟組織破壞，骨折的血液循環不至被破壞，進而可使骨折的癒合速度加快，當然也減少了後遺症，病患可及早開始復建，讓傷部恢復其靈活度，避免肌肉沾黏等狀況。	57000	FBZ019220004	正確的使用植人物是非常的重要。當您將植人物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植人物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6644	2.7/3.5肱骨下端鎖定加壓骨板 DHP DISTAL HUMERAL PLATE ?2.7/3.5 LEFT 14 ? HOLESAS:SYNTHES441.303	DHP DISTAL HUMERAL PLATE ?2.7/3.5 LEFT 14 ? HOLESAS:SYNTHES441.303	鎖定加壓骨板有組合雙孔，皮質骨釘和海綿質骨釘可以鎖入未有螺紋的孔洞，或讓螺紋頭鎖定骨釘填入另一個孔洞。	*植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷, *過敏反應肇因於無法適應植入物材質, *癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙, *植入物而引起的疼痛.	鋼板長度較長，選擇性較多。 鎖定式鋼釘的使用，提升固定效果。 鋼板依人體解剖型態事前定型(pre-contoured)；增加服貼度，甚至可以協助骨折復位。	傷部可以採用微創手術，將開刀傷口減至最小，可大幅減少軟組織破壞，骨折的血液循環不至被破壞，進而可使骨折的癒合速度加快，當然也減少了後遺症，病患可及早開始復建，讓傷部恢復其靈活度，避免肌肉沾黏等狀況。	57000	FBZ019220004	正確的使用植人物是非常的重要。當您將植人物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植人物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6645	3.5肱骨中端內側鎖定加壓骨板 PHILOS LONG PROXIMAL HUMERAL ?3.5 8 ? HX196 ? MMAS:SYNTHES441.921	PHILOS LONG PROXIMAL HUMERAL ?3.5 8 ? HX196 ? MMAS:SYNTHES441.921	鎖定加壓骨板有組合雙孔，皮質骨釘和海綿質骨釘可以鎖入未有螺紋的孔洞，或讓螺紋頭鎖定骨釘填入另一個孔洞。	*植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷, *過敏反應肇因於無法適應植入物材質, *癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙, *植入物而引起的疼痛.	鋼板長度較長，選擇性較多。 鎖定式鋼釘的使用，提升固定效果。 鋼板依人體解剖型態事前定型(pre-contoured)；增加服貼度，甚至可以協助骨折復位。	傷部可以採用微創手術，將開刀傷口減至最小，可大幅減少軟組織破壞，骨折的血液循環不至被破壞，進而可使骨折的癒合速度加快，當然也減少了後遺症，病患可及早開始復建，讓傷部恢復其靈活度，避免肌肉沾黏等狀況。	66000	FBZ019220005	正確的使用植人物是非常的重要。當您將植人物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植人物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6646	3.5肱骨中端內側鎖定加壓骨板 PHILOS LONG PROXIMAL HUMERAL 3.5 10 ? HX ? 232 ? MMAS:SYNTHES441.923	PHILOS LONG PROXIMAL HUMERAL 3.5 10 ? HX ? 232 ? MMAS:SYNTHES441.923	鎖定加壓骨板有組合雙孔，皮質骨釘和海綿質骨釘可以鎖入未有螺紋的孔洞，或讓螺紋頭鎖定骨釘填入另一個孔洞。	*植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷, *過敏反應肇因於無法適應植入物材質, *癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙, *植入物而引起的疼痛.	鋼板長度較長，選擇性較多。 鎖定式鋼釘的使用，提升固定效果。 鋼板依人體解剖型態事前定型(pre-contoured)；增加服貼度，甚至可以協助骨折復位。	傷部可以採用微創手術，將開刀傷口減至最小，可大幅減少軟組織破壞，骨折的血液循環不至被破壞，進而可使骨折的癒合速度加快，當然也減少了後遺症，病患可及早開始復建，讓傷部恢復其靈活度，避免肌肉沾黏等狀況。	66000	FBZ019220005	正確的使用植人物是非常的重要。當您將植人物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植人物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
6647	丹妮絲脊椎系統DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW7.2X55MM AS:ZIMMER 01.03772.055	DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW7.2X55MM AS:ZIMMER 01.03772.055	椎間盤病變，輕中度脊椎滑脫變形與脊椎關節退化性疾病。	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可，植入物本身對人體無副作用。	椎間盤病變，輕中度脊椎滑脫變形與脊椎關節退化性疾病。	無健保品項可選擇，可降低病患術後的僵硬不適感。	15000	FBZ014381004	嚴重變形，長節之病患不適合使用，骨質疏鬆嚴重之病患要注意可能容易鋼釘鬆脫。
6648	丹妮絲脊椎系統DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW8.0X50MM AS:ZIMMER 01.03708.050	DYNESYS SPINAL SYSTEM PEDICLE SCREW8.0X50MM AS:ZIMMER 01.03708.050	原發性椎間盤病變（椎關節病）與脊椎關節退化性疾病	本產品由美國食品藥物管理局(FDA)及歐盟認可，植入物本身對人體無副作用.	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	較輕微症狀之脊椎節段以動態方式固定，保留脊椎活動度，同時保護鄰近椎節的初、中期椎間盤退化。	15000	FBZ014381004	無
6649	20極環型可控式生理電極導管 7FR 角度 18MM 120CM AS:SJM 401783	LIVEWIRE SPIRAL HP ELECTROPHYSIOLOGY CATHETER DUO-DECAPOLAR 7FRCURVE 18MM漲120CM AS:SJM 401783	因以傳統電極導管亦可達到同樣治療效果，且價格昂貴，不符經濟效益，暫不納入健保給付。	使用電生理導管的危險性包括實施心導管術相關常見危險病症，如血栓性栓塞、心臟穿孔、心臟填塞和感染。與心電刺激有關的危險可能包括誘發心房顫動（AF)、需要心電複律的窒性心動過速（VT)以及心室纖顫（VF)。	聖猶達可控式生理電極導管是由聚亞胺酯絕緣體製成管身並裝置白金電極配合使用，可控式的末端可從電極導管把手以轉動方式遠端操控。可用於評估心內到血管內的多種心律不整。	主要使用於診斷心內多種心律不整的可控式導管，具有20個白金電極，能更有效率的診斷病灶所在。	64300	CXZ010123002	無
6650	20極環型可控式生理電極導管 7FR 角度 21MM 120CM AS:SJM 401784	LIVEWIRE SPIRAL HP ELECTROPHYSIOLOGY CATHETER DUO-DECAPOLAR 7FRCURVE 21MM漲120CM AS:SJM 401784	因以傳統電極導管亦可達到同樣治療效果，且價格昂貴，不符經濟效益，暫不納入健保給付。	使用電生理導管的危險性包括實施心導管術相關常見危險病症，如血栓性栓塞、心臟穿孔、心臟填塞和感染。與心電刺激有關的危險可能包括誘發心房顫動（AF)、需要心電複律的窒性心動過速（VT)以及心室纖顫（VF)。	聖猶達可控式生理電極導管是由聚亞胺酯絕緣體製成管身並裝置白金電極配合使用，可控式的末端可從電極導管把手以轉動方式遠端操控。可用於評估心內到血管內的多種心律不整。	主要使用於診斷心內多種心律不整的可控式導管，具有20個白金電極，能更有效率的診斷病灶所在。	64300	CXZ010123005	無
6651	20極環型可控式生理電極導管 7FR 角度 24MM 120CM AS:SJM 401785	LIVEWIRE SPIRAL HP ELECTROPHYSIOLOGY CATHETER DUO-DECAPOLAR 7FR CURVE 24MM 120CM AS:SJM 401785	因以傳統電極導管亦可達到同樣治療效果，且價格昂貴，不符經濟效益，暫不納入健保給付。	使用電生理導管的危險性包括實施心導管術相關常見危險病症，如血栓性栓塞、心臟穿孔、心臟填塞和感染。與心電刺激有關的危險可能包括誘發心房顫動（AF)、需要心電複律的窒性心動過速（VT)以及心室纖顫（VF)。	聖猶達可控式生理電極導管是由聚亞胺酯絕緣體製成管身並裝置白金電極配合使用，可控式的末端可從電極導管把手以轉動方式遠端操控。可用於評估心內到血管內的多種心律不整。	主要使用於診斷心內多種心律不整的可控式導管，具有20個白金電極，能更有效率的診斷病灶所在。	64300	CXZ010123004	無

本院全民健康保險自費差額特材品項(8/16版)

說明:本院依全民健康保險自費差額特材品項相關內容之說明(如副作用..等)，詳細說明請洽各專科醫師。

項次	本院中文名	本院英文名	使用原因	副作用	產品特性	與健保給付項目之療效比較	健保價	健保價(含管理費)	民眾自付金額	健保編號	應注意事項
1	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 4.0MMX38MM AS:TERUMO DE-RD4038KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.0MMX38MM AS:TERUMO DE-RD4038KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。

2	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 4.0MMX18MM AS:TERUMO DE-RD4018KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.0MMX18MM AS:TERUMO DE-RD4018KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
3	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 4.0MMX24MM AS:TERUMO DE-RD4024KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.0MMX24MM AS:TERUMO DE-RD4024KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
4	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 4.0MMX33MM AS:TERUMO DE-RD4033KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.0MMX33MM AS:TERUMO DE-RD4033KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
5	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 4.0MMX15MM AS:TERUMO DE-RD4015KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.0MMX15MM AS:TERUMO DE-RD4015KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
6	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 3.5MMX33MM AS:TERUMO DE-RD3533KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX33MM AS:TERUMO DE-RD3533KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
7	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 3.5MMX38MM AS:TERUMO DE-RD3538KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX38MM AS:TERUMO DE-RD3538KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
8	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 4.0MMX12MM AS:TERUMO DE-RD4012KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.0MMX12MM AS:TERUMO DE-RD4012KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
9	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 3.5MMX28MM AS:TERUMO DE-RD3528KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX28MM AS:TERUMO DE-RD3528KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。

10	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 3.5MMX12MM AS:TERUMO DE-RD3512KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX12MM AS:TERUMO DE-RD3512KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
11	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 3.5MMX15MM AS:TERUMO DE-RD3515KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX15MM AS:TERUMO DE-RD3515KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
12	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 3.5MMX24MM AS:TERUMO DE-RD3524KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX24MM AS:TERUMO DE-RD3524KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
13	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 3.5MMX9MM AS:TERUMO DE-RD3509KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX9MM AS:TERUMO DE-RD3509KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
14	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 3.0MMX24MM AS:TERUMO DE-RD3024KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.0MMX24MM AS:TERUMO DE-RD3024KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
15	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 3.0MMX28MM AS:TERUMO DE-RD3028KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.0MMX28MM AS:TERUMO DE-RD3028KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
16	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 3.0MMX38MM AS:TERUMO DE-RD3038KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.0MMX38MM AS:TERUMO DE-RD3038KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
17	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 3.0MMX18MM AS:TERUMO DE-RD3018KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.0MMX18MM AS:TERUMO DE-RD3018KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
18	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 2.75MMX38MM AS:TERUMO DE-RD2738KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX38MM AS:TERUMO DE-RD2738KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。

19	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 3.0MMX9MM AS:TERUMO DE-RD3009KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.0MMX9MM AS:TERUMO DE-RD3009KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
20	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 3.0MMX15MM AS:TERUMO DE-RD3015KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.0MMX15MM AS:TERUMO DE-RD3015KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
21	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 2.75MMX33MM AS:TERUMO DE-RD2733KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX33MM AS:TERUMO DE-RD2733KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
22	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 2.75MMX15MM AS:TERUMO DE-RD2715KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX15MM AS:TERUMO DE-RD2715KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
23	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 2.75MMX18MM AS:TERUMO DE-RD2718KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX18MM AS:TERUMO DE-RD2718KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
24	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 2.75MMX28MM AS:TERUMO DE-RD2728KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX28MM AS:TERUMO DE-RD2728KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
25	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 2.75MMX12MM AS:TERUMO DE-RD2712KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX12MM AS:TERUMO DE-RD2712KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
26	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 2.5MMX28MM AS:TERUMO DE-RD2528KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX28MM AS:TERUMO DE-RD2528KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
27	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 2.5MMX33MM AS:TERUMO DE-RD2533KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX33MM AS:TERUMO DE-RD2533KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。

28	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 2.75MMX9MM AS:TERUMO DE-RD2709KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX9MM AS:TERUMO DE-RD2709KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
29	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 2.5MMX24MM AS:TERUMO DE-RD2524KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX24MM AS:TERUMO DE-RD2524KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
30	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 2.5MMX9MM AS:TERUMO DE-RD2509KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX9MM AS:TERUMO DE-RD2509KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
31	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 2.5MMX12MM AS:TERUMO DE-RD2512KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX12MM AS:TERUMO DE-RD2512KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
32	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 2.5MMX18MM AS:TERUMO DE-RD2518KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX18MM AS:TERUMO DE-RD2518KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
33	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 2.25MMX38MM AS:TERUMO DE-RD2238KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25MMX38MM AS:TERUMO DE-RD2238KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
34	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 2.25MMX15MM AS:TERUMO DE-RD2215KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25MMX15MM AS:TERUMO DE-RD2215KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
35	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 2.25MMX28MM AS:TERUMO DE-RD2228KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25MMX28MM AS:TERUMO DE-RD2228KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
36	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 2.25MMX33MM AS:TERUMO DE-RD2233KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25MMX33MM AS:TERUMO DE-RD2233KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。

37	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 2.25MMX9MM AS:TERUMO DE-RD2209KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25MMX9MM AS:TERUMO DE-RD2209KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
38	愛視能非球面人工水晶體 - 5.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS - 5.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.8mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNSLAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
39	愛視能非球面人工水晶體 - 4.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS - 4.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.9mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNSLAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
40	愛視能非球面人工水晶體 40.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 40.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.73mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNSLAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
41	愛視能非球面人工水晶體 - 1.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS - 1.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.12mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNSLAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
42	愛視能非球面人工水晶體 - 3.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS - 3.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.10mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNSLAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
43	愛視能非球面人工水晶體 39.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 39.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.72mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNSLAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
44	愛視能非球面人工水晶體 35.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 35.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.68mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNSLAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
45	愛視能非球面人工水晶體 36.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 36.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.69mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNSLAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
46	愛視能非球面人工水晶體 38.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 38.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.71mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNSLAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。

47	愛視能非球面人工水晶體34.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 34.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.67mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
48	愛視能非球面人工水晶體30.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 30.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.63mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
49	愛視能非球面人工水晶體31.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 31.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.64mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
50	愛視能非球面人工水晶體33.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 33.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.66mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
51	愛視能非球面人工水晶體29.5D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 29.5D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.62mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
52	愛視能非球面人工水晶體27.5D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 27.5D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.58mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
53	愛視能非球面人工水晶體28.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 28.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.59mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
54	愛視能非球面人工水晶體29.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 29.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.61mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
55	愛視能非球面人工水晶體27.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 27.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.57mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
56	愛視能非球面人工水晶體25.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 25.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.53mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。

57	愛視能非球面人工水晶體25.5D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 25.5D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.54mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
58	愛視能非球面人工水晶體26.5D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 26.5D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.56mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
59	愛視能非球面人工水晶體24.5D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 24.5D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.52mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
60	愛視能非球面人工水晶體22.5D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 22.5D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.48mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
61	愛視能非球面人工水晶體23.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 23.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.49mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
62	愛視能非球面人工水晶體24.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 24.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.51mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
63	愛視能非球面人工水晶體22.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 22.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.47mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
64	愛視能非球面人工水晶體20.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 20.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.43mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
65	愛視能非球面人工水晶體20.5D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 20.5D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.44mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
66	愛視能非球面人工水晶體21.5D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 21.5D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.46mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。

67	愛視能非球面人工水晶體19.5D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 19.5D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.42mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
68	愛視能非球面人工水晶體17.5D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 17.5D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.38mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
69	愛視能非球面人工水晶體18.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 18.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.39mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
70	愛視能非球面人工水晶體19.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 19.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.41mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
71	愛視能非球面人工水晶體17.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 17.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.37mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
72	愛視能非球面人工水晶體15.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 15.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.33mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
73	愛視能非球面人工水晶體15.5D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 15.5D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.34mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
74	愛視能非球面人工水晶體16.5D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 16.5D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.36mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
75	愛視能非球面人工水晶體14.5D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 14.5D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.32mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
76	愛視能非球面人工水晶體12.5D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 12.5D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.28mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。

77	愛視能非球面人工水晶體13.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 13.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.29mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
78	愛視能非球面人工水晶體14.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 14.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.31mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
79	愛視能非球面人工水晶體12.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 12.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.27mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
80	愛視能非球面人工水晶體10.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 10.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.23mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
81	愛視能非球面人工水晶體10.5D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 10.5D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.24mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
82	愛視能非球面人工水晶體11.5D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 11.5D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.26mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
83	愛視能非球面人工水晶體9.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 9.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.22mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
84	愛視能非球面人工水晶體5.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 5.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.18mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
85	愛視能非球面人工水晶體6.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 6.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.19mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
86	愛視能非球面人工水晶體8.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 8.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.21mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。

87	愛視能非球面人工水晶體4.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 4.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.17mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
88	愛視能非球面人工水晶體0.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 0.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.13mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
89	愛視能非球面人工水晶體1.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 1.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.14mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
90	愛視能非球面人工水晶體2.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 2.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.15mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
91	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 8.0MMX80MMX135CM AS:BOSTON H74939219800810	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 8.0MMX80MMX135CM AS:BOSTON H74939219800810	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~195MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:95的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。

92	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 8.0MMX60MMX135CM AS:BOSTON H74939219800610	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 8.0MMX60MMX135CM AS:BOSTON H74939219800610	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~194MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:94的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
93	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 8.0MMX80MMX80CM AS:BOSTON H74939219800880	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 8.0MMX80MMX80CM AS:BOSTON H74939219800880	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~173MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:73的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
94	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 8.0MMX60MMX80CM AS:BOSTON H74939219800680	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 8.0MMX60MMX80CM AS:BOSTON H74939219800680	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~172MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:72的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。

95	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 8.0MMX40MMX80CM AS:BOSTON H74939219800480	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 8.0MMX40MMX80CM AS:BOSTON H74939219800480	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~171MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:71的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
96	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 8.0MMX40MMX135CM AS:BOSTON H74939219800410	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 8.0MMX40MMX135CM AS:BOSTON H74939219800410	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~193MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:93的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
97	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 8.0MMX30MMX135CM AS:BOSTON H74939219800310	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 8.0MMX30MMX135CM AS:BOSTON H74939219800310	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~192MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:92的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。

98	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 7.0MMX100MMX135CM AS:BOSTON H74939219701010	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 7.0MMX100MMX135CM AS:BOSTON H74939219701010	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~191MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:91的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
99	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 8.0MMX30MMX80CM AS:BOSTON H74939219800380	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 8.0MMX30MMX80CM AS:BOSTON H74939219800380	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~170MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:70的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
100	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 7.0MMX100MMX80CM AS:BOSTON H74939219701080	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 7.0MMX100MMX80CM AS:BOSTON H74939219701080	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~169MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:69的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。

101	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 7.0MMX80MMX80CM AS:BOSTON H74939219700880	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 7.0MMX80MMX80CM AS:BOSTON H74939219700880	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~168MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:68的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
102	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 7.0MMX80MMX135CM AS:BOSTON H74939219700810	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 7.0MMX80MMX135CM AS:BOSTON H74939219700810	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~190MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:90的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
103	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 7.0MMX60MMX135CM AS:BOSTON H74939219700610	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 7.0MMX60MMX135CM AS:BOSTON H74939219700610	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~189MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:89的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。

104	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 7.0MMX40MMX135CM AS:BOSTON H74939219700410	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 7.0MMX40MMX135CM AS:BOSTON H74939219700410	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~188MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:88的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
105	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 7.0MMX60MMX80CM AS:BOSTON H74939219700680	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 7.0MMX60MMX80CM AS:BOSTON H74939219700680	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~167MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:67的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
106	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 7.0MMX40MMX80CM AS:BOSTON H74939219700480	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 7.0MMX40MMX80CM AS:BOSTON H74939219700480	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~166MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:66的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。

107	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 7.0MMX30MMX80CM AS:BOSTON H74939219700380	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 7.0MMX30MMX80CM AS:BOSTON H74939219700380	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~165MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:65的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
108	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 7.0MMX30MMX135CM AS:BOSTON H74939219700310	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 7.0MMX30MMX135CM AS:BOSTON H74939219700310	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~187MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:87的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
109	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 6.0MMX100MMX135CM AS:BOSTON H74939219601010	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 6.0MMX100MMX135CM AS:BOSTON H74939219601010	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~186MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:86的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。

110	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 6.0MMX80MMX135CM AS:BOSTON H74939219600810	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 6.0MMX80MMX135CM AS:BOSTON H74939219600810	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~185MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:85的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
111	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 6.0MMX100MMX80CM AS:BOSTON H74939219601080	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 6.0MMX100MMX80CM AS:BOSTON H74939219601080	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~164MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:64的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
112	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 6.0MMX80MMX80CM AS:BOSTON H74939219600880	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 6.0MMX80MMX80CM AS:BOSTON H74939219600880	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~163MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:63的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。

113	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 6.0MMX60MMX80CM AS:BOSTON H74939219600680	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 6.0MMX60MMX80CM AS:BOSTON H74939219600680	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~162MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:62的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
114	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 6.0MMX60MMX135CM AS:BOSTON H74939219600610	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 6.0MMX60MMX135CM AS:BOSTON H74939219600610	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~184MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:84的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
115	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 6.0MMX40MMX135CM AS:BOSTON H74939219600410	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 6.0MMX40MMX135CM AS:BOSTON H74939219600410	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~183MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:83的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。

116	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 6.0MMX30MMX135CM AS:BOSTON H74939219600310	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 6.0MMX30MMX135CM AS:BOSTON H74939219600310	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~182MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:82的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
117	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 6.0MMX40MMX80CM AS:BOSTON H74939219600480	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 6.0MMX40MMX80CM AS:BOSTON H74939219600480	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~161MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:61的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
118	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 6.0MMX30MMX80CM AS:BOSTON H74939219600380	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 6.0MMX30MMX80CM AS:BOSTON H74939219600380	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~160MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:60的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。

119	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 5.0MMX100MMX80CM AS:BOSTON H74939219501080	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 5.0MMX100MMX80CM AS:BOSTON H74939219501080	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~159MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:59的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
120	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 5.0MMX100MMX135CM AS:BOSTON H74939219501010	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 5.0MMX100MMX135CM AS:BOSTON H74939219501010	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~181MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:81的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
121	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 5.0MMX80MMX135CM AS:BOSTON H74939219500810	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 5.0MMX80MMX135CM AS:BOSTON H74939219500810	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~180MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:80的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。

122	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 5.0MMX60MMX135CM AS:BOSTON H74939219500610	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 5.0MMX60MMX135CM AS:BOSTON H74939219500610	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~179MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:79的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
123	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 5.0MMX80MMX80CM AS:BOSTON H74939219500880	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 5.0MMX80MMX80CM AS:BOSTON H74939219500880	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~158MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:58的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
124	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 5.0MMX60MMX80CM AS:BOSTON H74939219500680	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 5.0MMX60MMX80CM AS:BOSTON H74939219500680	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~157MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:57的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。

125	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 5.0MMX40MMX80CM AS:BOSTON H74939219500480	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 5.0MMX40MMX80CM AS:BOSTON H74939219500480	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~156MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:56的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
126	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 5.0MMX40MMX135CM AS:BOSTON H74939219500410	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 5.0MMX40MMX135CM AS:BOSTON H74939219500410	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~178MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:78的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
127	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 5.0MMX30MMX135CM AS:BOSTON H74939219500310	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 5.0MMX30MMX135CM AS:BOSTON H74939219500310	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~177MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:77的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。

128	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 4.0MMX150MMX150CM AS:BOSTON H74939220401510	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 4.0MMX150MMX150CM AS:BOSTON H74939220401510	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~233MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:133的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
129	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 5.0MMX30MMX80CM AS:BOSTON H74939219500380	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 5.0MMX30MMX80CM AS:BOSTON H74939219500380	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~155MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:55的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
130	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 4.0MMX150MMX90CM AS:BOSTON H74939220401590	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 4.0MMX150MMX90CM AS:BOSTON H74939220401590	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~213MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:113的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。

131	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 4.0MMX120MMX90CM AS:BOSTON H74939220401290	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 4.0MMX120MMX90CM AS:BOSTON H74939220401290	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~212MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:112的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
132	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 4.0MMX120MMX150CM AS:BOSTON H74939220401210	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 4.0MMX120MMX150CM AS:BOSTON H74939220401210	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~232MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:132的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
133	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 4.0MMX100MMX150CM AS:BOSTON H74939220401010	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 4.0MMX100MMX150CM AS:BOSTON H74939220401010	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~231MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:131的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。

134	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER SL OTW 4.0MMX80MMX150CM AS:BOSTON H74939220400810	RANGER SL OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOON CATHETER 4.0MMX80MMX150CM AS:BOSTON H74939220400810	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~230MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:130的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
135	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 4.0MMX100MMX80CM AS:BOSTON H74939219401080	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 4.0MMX100MMX80CM AS:BOSTON H74939219401080	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~154MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:54的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
136	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 4.0MMX80MMX80CM AS:BOSTON H74939219400880	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 4.0MMX80MMX80CM AS:BOSTON H74939219400880	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~153MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:53的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。

137	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 4.0MMX60MMX80CM AS:BOSTON H74939219400680	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 4.0MMX60MMX80CM AS:BOSTON H74939219400680	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~152MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:52的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
138	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 4.0MMX60MMX135CM AS:BOSTON H74939219400610	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 4.0MMX60MMX135CM AS:BOSTON H74939219400610	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~176MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:76的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
139	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 4.0MMX40MMX135CM AS:BOSTON H74939219400410	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 4.0MMX40MMX135CM AS:BOSTON H74939219400410	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~175MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:75的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。

140	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 4.0MMX30MMX135CM AS:BOSTON H74939219400310	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 4.0MMX30MMX135CM AS:BOSTON H74939219400310	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~174MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:74的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
141	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 4.0MMX40MMX80CM AS:BOSTON H74939219400480	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 4.0MMX40MMX80CM AS:BOSTON H74939219400480	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~151MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:51的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。
142	藍吉紫杉醇塗藥周邊氣球導管 RANGER OTW 4.0MMX30MMX80CM AS:BOSTON H74939219400380	RANGER OTW PACLITAXEL-COATED PTA BALLOONCATHETER 4.0MMX30MMX80CM AS:BOSTON H74939219400380	Ranger及Ranger SL紫杉醇塗藥周邊氣球導管適用於在周邊血管中進行經皮腔內血管成形術(PTA)，包括髂動脈和腹股溝動脈。	Ranger與Ranger SL氣球導管禁止用於已知對紫杉醇(或結構相似的化合物)過敏的患者。	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	相較於支架置放，塗藥氣球除可有效治療狹窄區域外，亦可避免支架內再狹窄之情況發生。另此特材於「治療淺股動脈狹窄之塗藥裝置」為自付差額類別品項。 (規格包含D:4~8MM L:30~150MM)	28773	30211.65	14789	CBC04R ASFASB	??? 1.對於不適合接受抗凝血治療的患者，應格外謹慎並小心判斷。2.對於因對造影劑有嚴重反應而無法進行充分的術前用藥的患者，應非常謹慎並小心判斷。3.僅使用推薦的氣球擴張介質(50:50的造影劑與無菌生理鹽水混合液)。切勿使用空氣或者任何氣態介質來擴張氣球。

143	恩德拉第心臟節律器 ENDURITY PULSE GENERATOR DDDR ENDURITY PACEMAKER 46MMX50MMX6MM AS:SJM ENDURITY PM2160	ENDURITY PULSE GENERATOR DDDR ENDURITY PACEMAKER 46MMX50MMX6MM AS:SJM ENDURITY PM2160	用於心律不整之病患，可提供符合生理功能之心律加速。	在植入當中，可能有氣血胸、血栓等合併症，少數病人對植入儀器有過敏反應或感染情況。	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	可提供符合生理活動之心律加速功能，讓患者返家活動時更舒適，減少胸悶不是等症狀。	93833	95333	6000	FHP02ENDRMST	植入後應注意植入側手臂於1-3個月內勿舉高、勿提重物，傷口一周內保持乾燥
144	恩德拉第心臟節律器 ENDURITY PULSE GENERATOR DDDR ENDURITY MRI PACEMAKER 47MMX50MMX6MM AS:SJM ENDURITY PM2172	ENDURITY PULSE GENERATOR DDDR ENDURITY MRI PACEMAKER 47MMX50MMX6MM AS:SJM ENDURITY PM2172	用於心律不整之病患，可提供符合生理功能之心律加速。此款心臟節律器可行核磁共振之檢查。	在植入當中，可能有氣血胸、血栓等合併症，少數病人對植入儀器有過敏反應或感染情況。	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	可提供符合生理活動之心律加速功能，讓患者返家活動時更舒適，減少胸悶不是等症狀。可行核磁共振之檢查。	93833	95333	32500	FHP02MR62UST	植入後應注意植入側手臂於1-3個月內勿舉高、勿提重物，傷口一周內保持乾燥。
145	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.0MMX38MM AS:BOSTON H7493926238400	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.0MMX38MM AS:BOSTON H7493926238400	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。50.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。52.需有專科執照醫師使用。
146	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.5MMX38MM AS:BOSTON H7493926238350	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX38MM AS:BOSTON H7493926238350	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。49.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。51.需有專科執照醫師使用。

147	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75MMX38MM AS:BOSTON H7493926238270	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX38MM AS:BOSTON H7493926238270	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。47.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。49.需有專科執照醫師使用。
148	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.0MMX38MM AS:BOSTON H7493926238300	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.0MMX38MM AS:BOSTON H7493926238300	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。48.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。50.需有專科執照醫師使用。
149	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.5MMX38MM AS:BOSTON H7493926238250	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX38MM AS:BOSTON H7493926238250	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。46.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。48.需有專科執照醫師使用。

150	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.0MMX32MM AS:BOSTON H7493926232400	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.0MMX32MM AS:BOSTON H7493926232400	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。44.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。46.需有專科執照醫師使用。
151	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.25MMX38MM AS:BOSTON H7493926238220	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25MMX38MM AS:BOSTON H7493926238220	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。45.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。47.需有專科執照醫師使用。
152	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.5MMX32MM AS:BOSTON H7493926232350	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX32MM AS:BOSTON H7493926232350	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。43.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。45.需有專科執照醫師使用。

153	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75MMX32MM AS:BOSTON H7493926232270	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX32MM AS:BOSTON H7493926232270	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。41.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。43.需有專科執照醫師使用。
154	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.0MMX32MM AS:BOSTON H7493926232300	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.0MMX32MM AS:BOSTON H7493926232300	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。42.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。44.需有專科執照醫師使用。
155	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.5MMX32MM AS:BOSTON H7493926232250	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX32MM AS:BOSTON H7493926232250	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。40.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。42.需有專科執照醫師使用。

156	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.0MMX28MM AS:BOSTON H7493926228400	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.0MMX28MM AS:BOSTON H7493926228400	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。38.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。40.需有專科執照醫師使用。
157	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.25MMX32MM AS:BOSTON H7493926232220	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25MMX32MM AS:BOSTON H7493926232220	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。39.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。41.需有專科執照醫師使用。
158	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.5MMX28MM AS:BOSTON H7493926228350	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX28MM AS:BOSTON H7493926228350	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。37.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。39.需有專科執照醫師使用。

159	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75MMX28MM AS:BOSTON H7493926228270	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX28MM AS:BOSTON H7493926228270	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。35.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。37.需有專科執照醫師使用。
160	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.0MMX28MM AS:BOSTON H7493926228300	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.0MMX28MM AS:BOSTON H7493926228300	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。36.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。38.需有專科執照醫師使用。
161	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.5MMX28MM AS:BOSTON H7493926228250	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX28MM AS:BOSTON H7493926228250	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。34.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。36.需有專科執照醫師使用。

162	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.5MMX24MM AS:BOSTON H7493926224350	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX24MM AS:BOSTON H7493926224350	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。31.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。33.需有專科執照醫師使用。
163	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.0MMX24MM AS:BOSTON H7493926224400	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.0MMX24MM AS:BOSTON H7493926224400	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。32.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。34.需有專科執照醫師使用。
164	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.25MMX28MM AS:BOSTON H7493926228220	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25MMX28MM AS:BOSTON H7493926228220	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。33.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。35.需有專科執照醫師使用。

165	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75MMX24MM AS:BOSTON H7493926224270	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX24MM AS:BOSTON H7493926224270	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。29.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。31.需有專科執照醫師使用。
166	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.0MMX24MM AS:BOSTON H7493926224300	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.0MMX24MM AS:BOSTON H7493926224300	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。30.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。32.需有專科執照醫師使用。
167	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.5MMX24MM AS:BOSTON H7493926224250	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX24MM AS:BOSTON H7493926224250	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。28.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。30.需有專科執照醫師使用。

168	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.0MMX20MM AS:BOSTON H7493926220400	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.0MMX20MM AS:BOSTON H7493926220400	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。26.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。28.需有專科執照醫師使用。
169	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.25MMX24MM AS:BOSTON H7493926224220	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25MMX24MM AS:BOSTON H7493926224220	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。27.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。29.需有專科執照醫師使用。
170	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.5MMX20MM AS:BOSTON H7493926220350	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX20MM AS:BOSTON H7493926220350	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。25.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。27.需有專科執照醫師使用。

171	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75MMX20MM AS:BOSTON H7493926220270	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX20MM AS:BOSTON H7493926220270	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。23.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。25.需有專科執照醫師使用。
172	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.0MMX20MM AS:BOSTON H7493926220300	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.0MMX20MM AS:BOSTON H7493926220300	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。24.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。26.需有專科執照醫師使用。
173	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.5MMX20MM AS:BOSTON H7493926220250	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX20MM AS:BOSTON H7493926220250	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。22.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。24.需有專科執照醫師使用。

174	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.0MMX16MM AS:BOSTON H7493926216400	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.0MMX16MM AS:BOSTON H7493926216400	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。20.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。22.需有專科執照醫師使用。
175	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.25MMX20MM AS:BOSTON H7493926220220	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25MMX20MM AS:BOSTON H7493926220220	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。21.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。23.需有專科執照醫師使用。
176	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.5MMX16MM AS:BOSTON H7493926216350	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX16MM AS:BOSTON H7493926216350	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。19.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。21.需有專科執照醫師使用。

177	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75MMX16MM AS:BOSTON H7493926216270	SYNERGY EVEROLIMUS- ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX16MM AS:BOSTON H7493926216270	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全體/半體系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。17.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06EL UT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。19.需有專科執照醫師使用。
178	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.0MMX16MM AS:BOSTON H7493926216300	SYNERGY EVEROLIMUS- ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.0MMX16MM AS:BOSTON H7493926216300	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全體/半體系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。18.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06EL UT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。20.需有專科執照醫師使用。
179	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.5MMX16MM AS:BOSTON H7493926216250	SYNERGY EVEROLIMUS- ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX16MM AS:BOSTON H7493926216250	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。16.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06EL UT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。18.需有專科執照醫師使用。

180	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.0MMX12MM AS:BOSTON H7493926212400	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.0MMX12MM AS:BOSTON H7493926212400	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。14.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。16.需有專科執照醫師使用。
181	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.25MMX16MM AS:BOSTON H7493926216220	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25MMX16MM AS:BOSTON H7493926216220	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。15.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。17.需有專科執照醫師使用。
182	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.5MMX12MM AS:BOSTON H7493926212350	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX12MM AS:BOSTON H7493926212350	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。13.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。15.需有專科執照醫師使用。

183	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75MMX12MM AS:BOSTON H7493926212270	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX12MM AS:BOSTON H7493926212270	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。11.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。13.需有專科執照醫師使用。
184	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.0MMX12MM AS:BOSTON H7493926212300	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.0MMX12MM AS:BOSTON H7493926212300	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。12.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。14.需有專科執照醫師使用。
185	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.5MMX12MM AS:BOSTON H7493926212250	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX12MM AS:BOSTON H7493926212250	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。10.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。12.需有專科執照醫師使用。

186	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.0MMX8MM AS:BOSTON H7493926208400	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.0MMX8MM AS:BOSTON H7493926208400	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。8.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。10.需有專科執照醫師使用。
187	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.25MMX12MM AS:BOSTON H7493926212220	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25MMX12MM AS:BOSTON H7493926212220	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。9.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。11.需有專科執照醫師使用。
188	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.5MMX8MM AS:BOSTON H7493926208350	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX8MM AS:BOSTON H7493926208350	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。7.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。9.需有專科執照醫師使用。

189	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75MMX8MM AS:BOSTON H7493926208270	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX8MM AS:BOSTON H7493926208270	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。5.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。7.需有專科執照醫師使用。
190	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.0MMX8MM AS:BOSTON H7493926208300	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.0MMX8MM AS:BOSTON H7493926208300	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。6.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。8.需有專科執照醫師使用。
191	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.5MMX8MM AS:BOSTON H7493926208250	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX8MM AS:BOSTON H7493926208250	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。4.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。6.需有專科執照醫師使用。

192	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.25MMX8MM AS:BOSTON H7493926208220	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25MMX8MM AS:BOSTON H7493926208220	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。5.需有專科執照醫師使用。
193	眉特視人工水晶體 30.0D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 30.0D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
194	眉特視人工水晶體 28.0D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 28.0D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
195	眉特視人工水晶體 29.0D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 29.0D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
196	眉特視人工水晶體 27.0D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 27.0D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
197	眉特視人工水晶體 26.0D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 26.0D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
198	眉特視人工水晶體 26.5D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 26.5D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

199	眉特視人工水晶體 25.5D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 25.5D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
200	眉特視人工水晶體 24.5D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 24.5D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
201	眉特視人工水晶體 25.0D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 25.0D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
202	眉特視人工水晶體 24.0D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 24.0D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
203	眉特視人工水晶體 23.0D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 23.0D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
204	眉特視人工水晶體 23.5D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 23.5D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
205	眉特視人工水晶體 22.5D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 22.5D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
206	眉特視人工水晶體 21.5D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 21.5D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

207	眉特視人工水晶體 22.0D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 22.0D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
208	眉特視人工水晶體 21.0D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 21.0D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
209	眉特視人工水晶體 20.0D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 20.0D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
210	眉特視人工水晶體 20.5D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 20.5D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
211	眉特視人工水晶體 19.5D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 19.5D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
212	眉特視人工水晶體 18.5D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 18.5D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
213	眉特視人工水晶體 19.0D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 19.0D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
214	眉特視人工水晶體 18.0D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 18.0D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

215	眉特視人工水晶體 17.0D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 17.0D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
216	眉特視人工水晶體 17.5D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 17.5D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
217	眉特視人工水晶體 16.5D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 16.5D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
218	眉特視人工水晶體 15.5D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 15.5D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
219	眉特視人工水晶體 16.0D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 16.0D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
220	眉特視人工水晶體 15.0D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 15.0D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
221	眉特視人工水晶體 14.0D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 14.0D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
222	眉特視人工水晶體 14.5D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 14.5D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

223	眉特視人工水晶體 13.5D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 13.5D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
224	眉特視人工水晶體 12.5D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 12.5D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
225	眉特視人工水晶體 13.0D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 13.0D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
226	眉特視人工水晶體 12.0D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 12.0D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
227	眉特視人工水晶體 11.0D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 11.0D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
228	眉特視人工水晶體 11.5D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 11.5D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
229	眉特視人工水晶體 10.5D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 10.5D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
230	眉特視人工水晶體 9.0D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 9.0D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

231	眉特視人工水晶體 10.0D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 10.0D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
232	眉特視人工水晶體 8.0D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 8.0D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
233	眉特視人工水晶體 5.0D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 5.0D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	無	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
234	眉特視人工水晶體 6.0D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 6.0D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
235	眉特視人工水晶體 7.0D AS:MEDENNIUM 404	MATRIX ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 7.0D AS:MEDENNIUM 404	"可變色非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	無	2744	2881.2	37500	FALSN WAVE13 Q	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
236	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 4.0MMX28MM AS:BIOSENSORS BMXP-4028	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.0MMX28MM AS:BIOSENSORS BMXP-4028	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3.裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。

237	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 4.0MMX24MM AS:BIOSENSORS BMXP-4024	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.0MMX24MM AS:BIOSENSORS BMXP-4024	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06EL UT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3. 裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
238	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 4.0MMX14MM AS:BIOSENSORS BMXP-4014	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.0MMX14MM AS:BIOSENSORS BMXP-4014	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06EL UT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3. 裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
239	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 4.0MMX18MM AS:BIOSENSORS BMXP-4018	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.0MMX18MM AS:BIOSENSORS BMXP-4018	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06EL UT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3. 裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
240	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 4.0MMX11MM AS:BIOSENSORS BMXP-4011	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.0MMX11MM AS:BIOSENSORS BMXP-4011	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06EL UT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3. 裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。

241	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 3.5MMX36MM AS:BIOSENSORS BMXP-3536	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX36MM AS:BIOSENSORS BMXP-3536	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3. 裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
242	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 4.0MMX8MM AS:BIOSENSORS BMXP-4008	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.0MMX8MM AS:BIOSENSORS BMXP-4008	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3. 裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
243	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 3.5MMX33MM AS:BIOSENSORS BMXP-3533	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX33MM AS:BIOSENSORS BMXP-3533	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3. 裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
244	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 3.5MMX24MM AS:BIOSENSORS BMXP-3524	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX24MM AS:BIOSENSORS BMXP-3524	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3. 裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。

245	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 3.5MMX28MM AS:BIOSENSORS BMXP-3528	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX28MM AS:BIOSENSORS BMXP-3528	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06EL UT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3. 裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
246	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 3.5MMX18MM AS:BIOSENSORS BMXP-3518	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX18MM AS:BIOSENSORS BMXP-3518	新一代支架輸送系統針對Balloon Delivery system之順應性(Flexibility)、循跡性(Trackability)和過彎能力(Crossability)三方面做改變。 最新單面可吸收塗層設計可減少晚期血栓產生，提供病患更有效及安全的治療。	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	新一代支架輸送系統針對Balloon Delivery system之順應性(Flexibility)、循跡性(Trackability)和過彎能力(Crossability)三方面做改變。 最新單面可吸收塗層設計可減少晚期血栓產生，提供病患更有效及安全的治療。	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06EL UT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3. 裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
247	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 3.5MMX11MM AS:BIOSENSORS BMXP-3511	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX11MM AS:BIOSENSORS BMXP-3511	新一代支架輸送系統針對Balloon Delivery system之順應性(Flexibility)、循跡性(Trackability)和過彎能力(Crossability)三方面做改變。 最新單面可吸收塗層設計可減少晚期血栓產生，提供病患更有效及安全的治療。	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	新一代支架輸送系統針對Balloon Delivery system之順應性(Flexibility)、循跡性(Trackability)和過彎能力(Crossability)三方面做改變。 最新單面可吸收塗層設計可減少晚期血栓產生，提供病患更有效及安全的治療。	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06EL UT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3. 裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
248	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 3.5MMX14MM AS:BIOSENSORS BMXP-3514	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX14MM AS:BIOSENSORS BMXP-3514	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	特殊關節表面處理，適當的關節面間隙可避免受力集中於股骨頭的某一區域，使其受力平均將磨耗降至最低，延長植體之受命。人工髖關節置換手術，以手術方式將植入物植入。	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06EL UT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3. 裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。

249	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 3.5MMX8MM AS:BIOSENSORS BMXP-3508	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX8MM AS:BIOSENSORS BMXP-3508	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3.裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
250	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 3.0MMX33MM AS:BIOSENSORS BMXP-3033	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.0MMX33MM AS:BIOSENSORS BMXP-3033	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3.裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
251	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 3.0MMX36MM AS:BIOSENSORS BMXP-3036	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.0MMX36MM AS:BIOSENSORS BMXP-3036	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3.裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
252	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 3.0MMX28MM AS:BIOSENSORS BMXP-3028	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.0MMX28MM AS:BIOSENSORS BMXP-3028	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3.裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。

253	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 3.0MMX18MM AS:BIOSENSORS BMXP-3018	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.0MMX18MM AS:BIOSENSORS BMXP-3018	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3.裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
254	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 3.0MMX24MM AS:BIOSENSORS BMXP-3024	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.0MMX24MM AS:BIOSENSORS BMXP-3024	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3.裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
255	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 3.0MMX14MM AS:BIOSENSORS BMXP-3014	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.0MMX14MM AS:BIOSENSORS BMXP-3014	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3.裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
256	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 3.0MMX8MM AS:BIOSENSORS BMXP-3008	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.0MMX8MM AS:BIOSENSORS BMXP-3008	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3.裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。

257	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 3.0MMX11MM AS:BIOSENSORS BMXP-3011	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.0MMX11MM AS:BIOSENSORS BMXP-3011	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3. 裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
258	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 2.75MMX36MM AS:BIOSENSORS BMXP-2736	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX36MM AS:BIOSENSORS BMXP-2736	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3. 裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
259	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 2.75MMX28MM AS:BIOSENSORS BMXP-2728	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX28MM AS:BIOSENSORS BMXP-2728	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3. 裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
260	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 2.75MMX33MM AS:BIOSENSORS BMXP-2733	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX33MM AS:BIOSENSORS BMXP-2733	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3. 裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。

261	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 2.75MMX24MM AS:BIOSENSORS BMXP-2724	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX24MM AS:BIOSENSORS BMXP-2724	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06EL UT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3. 裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
262	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 2.75MMX14MM AS:BIOSENSORS BMXP-2714	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX14MM AS:BIOSENSORS BMXP-2714	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06EL UT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3. 裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
263	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 2.75MMX18MM AS:BIOSENSORS BMXP-2718	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX18MM AS:BIOSENSORS BMXP-2718	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06EL UT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3. 裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
264	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 2.75MMX11MM AS:BIOSENSORS BMXP-2711	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX11MM AS:BIOSENSORS BMXP-2711	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06EL UT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3. 裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。

265	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 2.5MMX36MM AS:BIOSENSORS BMXP-2536	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX36MM AS:BIOSENSORS BMXP-2536	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3.裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
266	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 2.75MMX8MM AS:BIOSENSORS BMXP-2708	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX8MM AS:BIOSENSORS BMXP-2708	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3.裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
267	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 2.5MMX33MM AS:BIOSENSORS BMXP-2533	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX33MM AS:BIOSENSORS BMXP-2533	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3.裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
268	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 2.5MMX24MM AS:BIOSENSORS BMXP-2524	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX24MM AS:BIOSENSORS BMXP-2524	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3.裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。

269	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 2.5MMX28MM AS:BIOSENSORS BMXP-2528	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX28MM AS:BIOSENSORS BMXP-2528	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06EL UT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3. 裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
270	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 2.5MMX18MM AS:BIOSENSORS BMXP-2518	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX18MM AS:BIOSENSORS BMXP-2518	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06EL UT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3. 裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
271	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 2.5MMX11MM AS:BIOSENSORS BMXP-2511	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX11MM AS:BIOSENSORS BMXP-2511	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06EL UT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3. 裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
272	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 2.5MMX14MM AS:BIOSENSORS BMXP-2514	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX14MM AS:BIOSENSORS BMXP-2514	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06EL UT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3. 裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。

273	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 2.5MMX8MM AS:BIOSENSORS BMXP-2508	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX8MM AS:BIOSENSORS BMXP-2508	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3.裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
274	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 2.25MMX24MM AS:BIOSENSORS BMXP-2224	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25MMX24MM AS:BIOSENSORS BMXP-2224	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3.裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
275	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 2.25MMX28MM AS:BIOSENSORS BMXP-2228	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25MMX28MM AS:BIOSENSORS BMXP-2228	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3.裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
276	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 2.25MMX18MM AS:BIOSENSORS BMXP-2218	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25MMX18MM AS:BIOSENSORS BMXP-2218	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3.裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。

277	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 2.25MMX8MM AS:BIOSENSORS BMXP-2208	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25MMX8MM AS:BIOSENSORS BMXP-2208	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3. 裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
278	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 2.25MMX11MM AS:BIOSENSORS BMXP-2211	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25MMX11MM AS:BIOSENSORS BMXP-2211	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3. 裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
279	拜美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統 2.25MMX14MM AS:BIOSENSORS BMXP-2214	BIOMATRIX NEOFLEX DRUG ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25MMX14MM AS:BIOSENSORS BMXP-2214	無	急性血管閉塞或痙攣，支架無法展開、急性心肌梗塞、對抗凝和/或抗血栓治療、造影劑、或支架和/或傳送系統材料過敏、動脈瘤、心包膜填塞、不穩定性心絞痛、心律不齊、遠端栓塞、低血壓/高血壓、動脈穿孔或破裂、鼓動脈偽動脈瘤、腎衰竭。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	BioMatrix Neoflex DES 適用於改善冠狀動脈腔徑，治療冠狀動脈原發病變。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT3BS	1. 對鎳鈦和金過敏的患者可能會對本植入過敏。2.不得用於不太可能遵守抗血小板治療建議的患者或具有可能需要手術治療的合併症的患者。3. 裝置塗藥支架並非一勞永逸，所以裝置後必須定時服藥追蹤。
280	加瑪三股骨髓內釘 GAMMA3 LONG NAIL 10X400MMX130° LEFT AS:STRYKER 3530-0400S	GAMMA3 LONG NAIL 10X400MMX130° LEFT AS:STRYKER 3530-0400S	所有與骨折內固定裝置使用相關最常見副作用均可能發生。不良反應包括：骨折部位延遲癒合或不癒合、骨質鬆動及骨軟化等導致植入物鬆動變形、早發或遲發性感染等。	本系統主要適用於粗隆骨下骨折，股骨轉子合併骨幹骨折，於粗隆及長骨部位之病理骨折包含預防之用，骨折不接合和癒合不良。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	Stryker	19036	19987.8	53513	FBNG120311S9	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。
281	加瑪三股骨髓內釘 GAMMA3 LONG NAIL 10X380MMX130° LEFT AS:STRYKER 3530-0380S	GAMMA3 LONG NAIL 10X380MMX130° LEFT AS:STRYKER 3530-0380S	所有與骨折內固定裝置使用相關最常見副作用均可能發生。不良反應包括：骨折部位延遲癒合或不癒合、骨質鬆動及骨軟化等導致植入物鬆動變形、早發或遲發性感染等。	本系統主要適用於粗隆骨下骨折，股骨轉子合併骨幹骨折，於粗隆及長骨部位之病理骨折包含預防之用，骨折不接合和癒合不良。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	Stryker	19036	19987.8	53513	FBNG120311S9	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。

282	加瑪三股骨髓內釘 GAMMA3 LONG NAIL 10X360MMX130° LEFT AS:STRYKER 3530-0360S	GAMMA3 LONG NAIL 10X360MMX130° LEFT AS:STRYKER 3530-0360S	所有與骨折內固定裝置使用相關最常見副作用均可能發生。不良反應包括：骨折部位延遲癒合或不癒合、骨質鬆動及骨軟化等導致植入物鬆動變形、早發或遲發性感染等。	本系統主要適用於粗隆骨下骨折，股骨轉子合併骨幹骨折，於粗隆及長骨部位之病理骨折包含預防之用，骨折不接合和癒合不良。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	Stryker	19036	19987.8	53513	FBNG120311S9	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。
283	加瑪三股骨髓內釘 GAMMA3 LONG NAIL 10X340MMX130° LEFT AS:STRYKER 3530-0340S	GAMMA3 LONG NAIL 10X340MMX130° LEFT AS:STRYKER 3530-0340S	所有與骨折內固定裝置使用相關最常見副作用均可能發生。不良反應包括：骨折部位延遲癒合或不癒合、骨質鬆動及骨軟化等導致植入物鬆動變形、早發或遲發性感染等。	本系統主要適用於粗隆骨下骨折，股骨轉子合併骨幹骨折，於粗隆及長骨部位之病理骨折包含預防之用，骨折不接合和癒合不良。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	Stryker	19036	19987.8	53513	FBNG120311S9	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。
284	加瑪三股骨髓內釘 GAMMA3 LONG NAIL 10X320MMX130° LEFT AS:STRYKER 3530-0320S	GAMMA3 LONG NAIL 10X320MMX130° LEFT AS:STRYKER 3530-0320S	所有與骨折內固定裝置使用相關最常見副作用均可能發生。不良反應包括：骨折部位延遲癒合或不癒合、骨質鬆動及骨軟化等導致植入物鬆動變形、早發或遲發性感染等。	本系統主要適用於粗隆骨下骨折，股骨轉子合併骨幹骨折，於粗隆及長骨部位之病理骨折包含預防之用，骨折不接合和癒合不良。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	Stryker	19036	19987.8	53513	FBNG120311S9	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。
285	加瑪三股骨髓內釘 GAMMA3 LONG NAIL 10X300MMX130° LEFT AS:STRYKER 3530-0300S	GAMMA3 LONG NAIL 10X300MMX130° LEFT AS:STRYKER 3530-0300S	所有與骨折內固定裝置使用相關最常見副作用均可能發生。不良反應包括：骨折部位延遲癒合或不癒合、骨質鬆動及骨軟化等導致植入物鬆動變形、早發或遲發性感染等。	本系統主要適用於粗隆骨下骨折，股骨轉子合併骨幹骨折，於粗隆及長骨部位之病理骨折包含預防之用，骨折不接合和癒合不良。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	Stryker	19036	19987.8	53513	FBNG120311S9	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。
286	加瑪三股骨髓內釘 GAMMA3 LONG NAIL 10X400MMX130° RIGHT AS:STRYKER 3430-0400S	GAMMA3 LONG NAIL 10X400MMX130° RIGHT AS:STRYKER 3430-0400S	所有與骨折內固定裝置使用相關最常見副作用均可能發生。不良反應包括：骨折部位延遲癒合或不癒合、骨質鬆動及骨軟化等導致植入物鬆動變形、早發或遲發性感染等。	本系統主要適用於粗隆骨下骨折，股骨轉子合併骨幹骨折，於粗隆及長骨部位之病理骨折包含預防之用，骨折不接合和癒合不良。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	Stryker	19036	19987.8	53513	FBNG120311S9	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。
287	加瑪三股骨髓內釘 GAMMA3 LONG NAIL 10X380MMX130° RIGHT AS:STRYKER 3430-0380S	GAMMA3 LONG NAIL 10X380MMX130° RIGHT AS:STRYKER 3430-0380S	所有與骨折內固定裝置使用相關最常見副作用均可能發生。不良反應包括：骨折部位延遲癒合或不癒合、骨質鬆動及骨軟化等導致植入物鬆動變形、早發或遲發性感染等。	本系統主要適用於粗隆骨下骨折，股骨轉子合併骨幹骨折，於粗隆及長骨部位之病理骨折包含預防之用，骨折不接合和癒合不良。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	Stryker	19036	19987.8	53513	FBNG120311S9	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。
288	加瑪三股骨髓內釘 GAMMA3 LONG NAIL 10X360MMX130° RIGHT AS:STRYKER 3430-0360S	GAMMA3 LONG NAIL 10X360MMX130° RIGHT AS:STRYKER 3430-0360S	所有與骨折內固定裝置使用相關最常見副作用均可能發生。不良反應包括：骨折部位延遲癒合或不癒合、骨質鬆動及骨軟化等導致植入物鬆動變形、早發或遲發性感染等。	本系統主要適用於粗隆骨下骨折，股骨轉子合併骨幹骨折，於粗隆及長骨部位之病理骨折包含預防之用，骨折不接合和癒合不良。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	Stryker	19036	19987.8	53513	FBNG120311S9	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。
289	加瑪三股骨髓內釘 GAMMA3 LONG NAIL 10X340MMX130° RIGHT AS:STRYKER 3430-0340S	GAMMA3 LONG NAIL 10X340MMX130° RIGHT AS:STRYKER 3430-0340S	所有與骨折內固定裝置使用相關最常見副作用均可能發生。不良反應包括：骨折部位延遲癒合或不癒合、骨質鬆動及骨軟化等導致植入物鬆動變形、早發或遲發性感染等。	本系統主要適用於粗隆骨下骨折，股骨轉子合併骨幹骨折，於粗隆及長骨部位之病理骨折包含預防之用，骨折不接合和癒合不良。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	Stryker	19036	19987.8	53513	FBNG120311S9	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。
290	加瑪三股骨髓內釘 GAMMA3 LONG NAIL 10X320MMX130° RIGHT AS:STRYKER 3430-0320S	GAMMA3 LONG NAIL 10X320MMX130° RIGHT AS:STRYKER 3430-0320S	所有與骨折內固定裝置使用相關最常見副作用均可能發生。不良反應包括：骨折部位延遲癒合或不癒合、骨質鬆動及骨軟化等導致植入物鬆動變形、早發或遲發性感染等。	本系統主要適用於粗隆骨下骨折，股骨轉子合併骨幹骨折，於粗隆及長骨部位之病理骨折包含預防之用，骨折不接合和癒合不良。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	Stryker	19036	19987.8	53513	FBNG120311S9	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。
291	加瑪三股骨髓內釘 GAMMA3 LONG NAIL 10X300MMX130° RIGHT AS:STRYKER 3430-0300S	GAMMA3 LONG NAIL 10X300MMX130° RIGHT AS:STRYKER 3430-0300S	所有與骨折內固定裝置使用相關最常見副作用均可能發生。不良反應包括：骨折部位延遲癒合或不癒合、骨質鬆動及骨軟化等導致植入物鬆動變形、早發或遲發性感染等。	本系統主要適用於粗隆骨下骨折，股骨轉子合併骨幹骨折，於粗隆及長骨部位之病理骨折包含預防之用，骨折不接合和癒合不良。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	Stryker	19036	19987.8	53513	FBNG120311S9	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。

292	非球面推注式人工水晶體29.0D 如:RAYNER 970C	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 29.0D AS:RAYNER 970C	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSNWAVE1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
293	非球面推注式人工水晶體30.0D 如:RAYNER 970C	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 30.0D AS:RAYNER 970C	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSNWAVE1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
294	非球面推注式人工水晶體31.0D 如:RAYNER 970C	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 31.0D AS:RAYNER 970C	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSNWAVE1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
295	環明散光推注式人工水晶體8.0D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 8.0D CYLINDER 3D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
296	環明散光推注式人工水晶體8.5D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 8.5D CYLINDER 3D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
297	環明散光推注式人工水晶體9.0D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 9.0D CYLINDER 3D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
298	環明散光推注式人工水晶體10.0D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 10.0D CYLINDER 3D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
299	環明散光推注式人工水晶體10.5D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 10.5D CYLINDER 3D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

300	環明散光推注式人工水晶體11.0D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 11.0D CYLINDER 3D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
301	環明散光推注式人工水晶體11.5D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 11.5D CYLINDER 3D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
302	環明散光推注式人工水晶體12.0D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 12.0D CYLINDER 3D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
303	環明散光推注式人工水晶體12.5D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 12.5D CYLINDER 3D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
304	環明散光推注式人工水晶體13.0D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 13.0D CYLINDER 3D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
305	環明散光推注式人工水晶體13.5D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 13.5D CYLINDER 3D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
306	環明散光推注式人工水晶體14.0D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 14.0D CYLINDER 3D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
307	環明散光推注式人工水晶體16.5D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 16.5D CYLINDER 3D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
308	環明散光推注式人工水晶體17.0D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 17.0D CYLINDER 3D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
309	環明散光推注式人工水晶體17.5D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 17.5D CYLINDER 3D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

310	散光非球面人工水晶體 18.5D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 18.5D CYLINDER 3D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
311	散光非球面人工水晶體 18.0D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 18.0D CYLINDER 3D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
312	散光非球面人工水晶體 19.0D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 19.0D CYLINDER 3D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
313	散光非球面人工水晶體 19.5D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 19.5D CYLINDER 3D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
314	環明散光推注式人工水晶體 22.5D 散光度數 3D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 22.5D CYLINDER 3D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
315	散光非球面人工水晶體 20.0D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 20.0D CYLINDER 3D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
316	環明散光推注式人工水晶體 23.0D 散光度數 3D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 23.0D CYLINDER 3D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
317	環明散光推注式人工水晶體 23.5D 散光度數 3D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 23.5D CYLINDER 3D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
318	環明散光推注式人工水晶體 24.0D 散光度數 3D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 24.0D CYLINDER 3D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
319	環明散光推注式人工水晶體 24.5D 散光度數 3D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 24.5D CYLINDER 3D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

320	環明散光推注式人工水晶體 25.0D 散光度數 3D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 25.0D CYLINDER 3D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
321	環明散光推注式人工水晶體 25.5D 散光度數 3D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 25.5D CYLINDER 3D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
322	環明散光推注式人工水晶體 26.0D 散光度數 3D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 26.0D CYLINDER 3D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
323	環明散光推注式人工水晶體 6.0D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 6.0D CYLINDER 4D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
324	環明散光推注式人工水晶體 6.5D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 6.5D CYLINDER 4D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
325	環明散光推注式人工水晶體 7.0D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 7.0D CYLINDER 4D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
326	環明散光推注式人工水晶體 7.5D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 7.5D CYLINDER 4D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
327	環明散光推注式人工水晶體 24.0D 散光度數 4D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 24.0D CYLINDER 4D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
328	環明散光推注式人工水晶體 24.5D 散光度數 4D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 24.5D CYLINDER 4D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
329	環明散光推注式人工水晶體 25.0D 散光度數 4D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 25.0D CYLINDER 4D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

330	環明散光推注式人工水晶體25.5D 散光度數 4D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 25.5D CYLINDER 4D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
331	環明散光推注式人工水晶體9.0D 散光度數 6D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 9.0D CYLINDER 6D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
332	環明散光推注式人工水晶體9.5D 散光度數 6D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 9.5D CYLINDER 6D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
333	環明散光推注式人工水晶體10.0D 散光度數 6D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 10.0D CYLINDER 6D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
334	環明散光推注式人工水晶體10.5D 散光度數 6D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 10.5D CYLINDER 6D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
335	環明散光推注式人工水晶體25.0D 散光度數 6D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 25.0D CYLINDER 6D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
336	環明散光推注式人工水晶體25.5D 散光度數 6D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 25.5D CYLINDER 6D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
337	環明散光推注式人工水晶體26.0D 散光度數 6D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 26.0D CYLINDER 6D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

338	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 8.0D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 8.0D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
339	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 6.0D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 6.0D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
340	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 6.5D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 6.5D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

341	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 7.0D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 7.0D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
342	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 18.0D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 18.0D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
343	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 7.5D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 7.5D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

344	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 17.0D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 17.0D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
345	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 17.5D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 17.5D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
346	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 16.5D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 16.5D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

347	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 16.0D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 16.0D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
348	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 27.5D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 27.5D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
349	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 26.0D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 26.0D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

350	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 27.0D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 27.0D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
351	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 28.0D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 28.0D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
352	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 20.0D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 20.0D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

353	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 22.0D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 22.0D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
354	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 21.5D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 21.5D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
355	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 26.5D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 26.5D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

356	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 29.5D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 29.5D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
357	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 20.5D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 20.5D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
358	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 27.5D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 27.5D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

359	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 21.0D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 21.0D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
360	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 28.0D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 28.0D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
361	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 28.5D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 28.5D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

362	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 29.0D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 29.0D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
363	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 11.5D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 11.5D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
364	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 10.5D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 10.5D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

365	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 11.0D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 11.0D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
366	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 10.0D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 10.0D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
367	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 9.5D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 9.5D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

368	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 16.0D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 16.0D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
369	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 14.5D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 14.5D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
370	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 16.5D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 16.5D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

371	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 15.5D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 15.5D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
372	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 26.5D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 26.5D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
373	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 24.5D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 24.5D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

374	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 15.0D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 15.0D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
375	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 26.0D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 26.0D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
376	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 28.5D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 28.5D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

377	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 25.0D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 25.0D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
378	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 25.5D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 25.5D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
379	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 30.0D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 30.0D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

380	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 8.0D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 8.0D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
381	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 29.0D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 29.0D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
382	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 29.5D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 29.5D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

383	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 9.5D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 9.5D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
384	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 12.0D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 12.0D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
385	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 8.5D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 8.5D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

386	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 9.0D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 9.0D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
387	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 13.5D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 13.5D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
388	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 18.0D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 18.0D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

389	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 19.5D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 19.5D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
390	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 12.5D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 12.5D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
391	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 13.0D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 13.0D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

392	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 20.0D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 20.0D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
393	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 21.5D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 21.5D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
394	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 18.5D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 18.5D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

395	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 19.0D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 19.0D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
396	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 24.0D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 24.0D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
397	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 25.5D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 25.5D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

398	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 20.5D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 20.5D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
399	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 21.0D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 21.0D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
400	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 26.0D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 26.0D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

401	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 27.5D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 27.5D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
402	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 24.5D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 24.5D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
403	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 25.0D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 25.0D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

404	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 28.0D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 28.0D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
405	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 29.5D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 29.5D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
406	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 26.5D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 26.5D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

407	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 27.0D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 27.0D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
408	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 28.5D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 28.5D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
409	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 29.0D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 29.0D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

410	陶瓷股小球 CERAMIC FEMORAL HEAD OD 28MM S AS：UNITED 1203-1028	CERAMIC FEMORAL HEAD OD 28MM S AS：UNITED 1203-1028	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	可能的副作用:1. 髖關節置換之植入物的預期使用壽命很難估計，但肯定是有限度的。這些植入物是用人工材料製造的，將其植入患者體內，以期恢復患者的活動能力或減少疼痛。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。.(請詳如仿單)	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題，由於陶瓷材料具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力，故與金屬股小球相比，陶瓷股小球可降低內襯的磨耗量，延長人工關節的使用年限。.	4352	4569.6	21070	FBHHCCERA1U0	無
411	陶瓷股小球 CERAMIC FEMORAL HEAD OD 32MM S AS：UNITED 1203-1032	CERAMIC FEMORAL HEAD OD 32MM S AS：UNITED 1203-1032	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	可能的副作用:1. 髖關節置換之植入物的預期使用壽命很難估計，但肯定是有限度的。這些植入物是用人工材料製造的，將其植入患者體內，以期恢復患者的活動能力或減少疼痛。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。.(請詳如仿單)	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題，由於陶瓷材料具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力，故與金屬股小球相比，陶瓷股小球可降低內襯的磨耗量，延長人工關節的使用年限。.	4352	4569.6	21070	FBHHCCERA1U0	無
412	陶瓷股小球 CERAMIC FEMORAL HEAD OD 28MM L AS：UNITED 1203-1428	CERAMIC FEMORAL HEAD OD 28MM L AS：UNITED 1203-1428	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	可能的副作用:1. 髖關節置換之植入物的預期使用壽命很難估計，但肯定是有限度的。這些植入物是用人工材料製造的，將其植入患者體內，以期恢復患者的活動能力或減少疼痛。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。.(請詳如仿單)	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題，由於陶瓷材料具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力，故與金屬股小球相比，陶瓷股小球可降低內襯的磨耗量，延長人工關節的使用年限。.	4352	4569.6	21070	FBHHCCERA1U0	無
413	陶瓷股小球 CERAMIC FEMORAL HEAD OD 32MM L AS：UNITED 1203-1432	CERAMIC FEMORAL HEAD OD 32MM L AS：UNITED 1203-1432	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	可能的副作用:1. 髖關節置換之植入物的預期使用壽命很難估計，但肯定是有限度的。這些植入物是用人工材料製造的，將其植入患者體內，以期恢復患者的活動能力或減少疼痛。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。.(請詳如仿單)	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題，由於陶瓷材料具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力，故與金屬股小球相比，陶瓷股小球可降低內襯的磨耗量，延長人工關節的使用年限。.	4352	4569.6	21070	FBHHCCERA1U0	無
414	陶瓷股小球 CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 36MM S AS：UNITED 1203-5036	CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 36MM S AS：UNITED 1203-5036	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	可能的副作用:1. 髖關節置換之植入物的預期使用壽命很難估計，但肯定是有限度的。這些植入物是用人工材料製造的，將其植入患者體內，以期恢復患者的活動能力或減少疼痛。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。.(請詳如仿單)	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	4352	4569.6	56070	FBHHCCERA5U0	無
415	陶瓷股小球 CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 40MM S AS：UNITED 1203-5040	CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 40MM S AS：UNITED 1203-5040	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	植入物受到諸多生物學、力學和物理化學因素的影響，而對這些影響又無法作體內評定，因此不能期望這些植入物能無限承受正常健康骨骼的活動程度和負荷。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	Delta陶瓷全髖臼內襯成份為氧化鋁(ISO 6474-2)，氧化鋁是一種鋁氧化物，屬於陶瓷材料，具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力。與健保品項全髖臼內襯主要成分為超高分子聚乙烯相比，可有效降低磨耗量，延長人工關節的使用年限。	4352	4569.6	56070	FBHHCCERA5U0	無

416	陶瓷股小球 CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 36MM M AS：UNITED 1203-5236	CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 36MM M AS：UNITED 1203-5236	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	植入物受到諸多生物學、力學和物理化學因素的影響，而對這些影響又無法作體內評定，因此不能期望這些植入物能無限承受正常健康骨骼的活動程度和負荷。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	Delta陶瓷全髖臼內襯成份為氧化鋁(ISO 6474-2)，氧化鋁是一種鋁氧化物，屬於陶瓷材料，具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力。與健保品項全髖臼內襯主要成分為超高分子聚乙烯相比，可有效降低磨耗量，延長人工關節的使用年限。	4352	4569.6	56070	FBHHCCERA5U0	無
417	陶瓷股小球 CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 40MM M AS：UNITED 1203-5240	CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 40MM M AS：UNITED 1203-5240	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	植入物受到諸多生物學、力學和物理化學因素的影響，而對這些影響又無法作體內評定，因此不能期望這些植入物能無限承受正常健康骨骼的活動程度和負荷。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	Delta陶瓷全髖臼內襯成份為氧化鋁(ISO 6474-2)，氧化鋁是一種鋁氧化物，屬於陶瓷材料，具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力。與健保品項全髖臼內襯主要成分為超高分子聚乙烯相比，可有效降低磨耗量，延長人工關節的使用年限。	4352	4569.6	56070	FBHHCCERA5U0	無
418	陶瓷股小球 CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 32MM XL AS：UNITED 1203-5632	CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 32MM XL AS：UNITED 1203-5632	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	植入物受到諸多生物學、力學和物理化學因素的影響，而對這些影響又無法作體內評定，因此不能期望這些植入物能無限承受正常健康骨骼的活動程度和負荷。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	Delta陶瓷全髖臼內襯成份為氧化鋁(ISO 6474-2)，氧化鋁是一種鋁氧化物，屬於陶瓷材料，具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力。與健保品項全髖臼內襯主要成分為超高分子聚乙烯相比，可有效降低磨耗量，延長人工關節的使用年限。	4352	4569.6	56070	FBHHCCERA5U0	無
419	陶瓷股小球 CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 36MM XL AS：UNITED 1203-5636	CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 36MM XL AS：UNITED 1203-5636	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	植入物受到諸多生物學、力學和物理化學因素的影響，而對這些影響又無法作體內評定，因此不能期望這些植入物能無限承受正常健康骨骼的活動程度和負荷。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	Delta陶瓷全髖臼內襯成份為氧化鋁(ISO 6474-2)，氧化鋁是一種鋁氧化物，屬於陶瓷材料，具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力。與健保品項全髖臼內襯主要成分為超高分子聚乙烯相比，可有效降低磨耗量，延長人工關節的使用年限。	4352	4569.6	56070	FBHHCCERA5U0	無
420	陶瓷全髖臼內襯 U-MOTION II DELTA CERAMIC LINER 52MM AS:UNITED 1406-1652	U-MOTION II DELTA CERAMIC LINER 52MM AS:UNITED 1406-1652	搭配不同外徑與不同頸長的陶瓷球頭，用於套在股骨柄上，與髖臼的內襯互動形成關節活動	植入物受到諸多生物學、力學和物理化學因素的影響，而對這些影響又無法作體內評定，因此不能期望這些植入物能無限承受正常健康骨骼的活動程度和負荷。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。	"Delta陶瓷全髖內襯具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力,可以效降低磨耗量。內襯有各種不同內徑，僅可搭配不同外徑與不同頸長的陶瓷球頭，用於套在股骨柄上，與髖臼的內襯互動形成關節活動。"	Delta陶瓷全髖臼內襯成份為氧化鋁(ISO 6474-2)，氧化鋁是一種鋁氧化物，屬於陶瓷材料，具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力。與健保品項全髖臼內襯主要成分為超高分子聚乙烯相比，可有效降低磨耗量，延長人工關節的使用年限。	4018	4218.9	37448	FBHLC406XNU0	無
421	陶瓷全髖臼內襯 U-MOTION II DELTA CERAMIC LINER 44MM AS:UNITED 1406-1844	U-MOTION II DELTA CERAMIC LINER 44MM AS:UNITED 1406-1844	搭配不同外徑與不同頸長的陶瓷球頭，用於套在股骨柄上，與髖臼的內襯互動形成關節活動	植入物受到諸多生物學、力學和物理化學因素的影響，而對這些影響又無法作體內評定，因此不能期望這些植入物能無限承受正常健康骨骼的活動程度和負荷。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。	"Delta陶瓷全髖內襯具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力,可以效降低磨耗量。內襯有各種不同內徑，僅可搭配不同外徑與不同頸長的陶瓷球頭，用於套在股骨柄上，與髖臼的內襯互動形成關節活動。"	Delta陶瓷全髖臼內襯成份為氧化鋁(ISO 6474-2)，氧化鋁是一種鋁氧化物，屬於陶瓷材料，具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力。與健保品項全髖臼內襯主要成分為超高分子聚乙烯相比，可有效降低磨耗量，延長人工關節的使用年限。	4018	4218.9	37448	FBHLC406XNU0	無
422	陶瓷髖臼內襯 U2 U-MOTION FEMORAL INSERT ID 28MM FOR 48MM CUP AS：UNITED 1403-7848	U2 U-MOTION FEMORAL INSERT ID 28MM FOR 48MM CUP AS：UNITED 1403-7848	陶瓷全髖臼內襯成分為氧化鋁(ISO 6474)，氧化鋁是一種鋁氧化物，屬於陶瓷材料，具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力，可有效降低磨耗量。提供給病患另一種選擇。	可能的副作用:1. 髖關節置換之植入物的預期使用壽命很難估計，但肯定是有限度的。這些植入物是用人工材料製造的，將其植入患者體內，以期恢復患者的活動能力或減少疼痛。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。.(請詳如仿單)	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	forte陶瓷與陶瓷摩擦介面，比傳統金屬PE介面耐磨200倍，且微粒較具生物相容性，不易產生骨溶蝕，但因陶瓷材質若因外力恐有碎裂之風險。	4018	4218.9	44448	FBHLCCERA1U0	無

423	陶瓷髖臼內襯 U2 U-MOTION FEMORAL INSERT ID 28MM FOR 50 52MM CUP AS：UNITED 1403-7850	U2 U-MOTION FEMORAL INSERT ID 28MM FOR 50 52MM CUP AS：UNITED 1403-7850	陶瓷全髖臼內襯成分為氧化鋁(ISO 6474)，氧化鋁是一種鋁氧化物，屬於陶瓷材料，具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力，可有效降低磨耗量。提供給病患另一種選擇。	可能的副作用:1. 髖關節置換之植入物的預期使用壽命很難估計，但肯定是有限度的。這些植入物是用人工材料製造的，將其植入患者體內，以期恢復患者的活動能力或減少疼痛。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。.(請詳如仿單)	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	forte陶瓷與陶瓷摩擦介面，比傳統金屬PE介面耐磨200倍，且微粒較具生物相容性，不易產生骨溶蝕，但因陶瓷材質若因外力恐有碎裂之風險。	4018	4218.9	44448	FBHLCCERA1U0	無
424	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 6.0D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 6.0D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
425	腦脊髓液引流組(控制閥 小型) STRATA NSC VALVE (SMALL) AS:MEDTRONIC 42355	STRATA NSC VALVE (SMALL) AS:MEDTRONIC 42355	在手術植入後，“美敦力”StrataNSC控制閥提供了一項非侵入的方式，以符合病患在水腦症控制上不同的需求。藉由控制閥的特殊設計，讓醫師們可以使用PS Medical Strata 控制閥調整組附的磁性調整工具，來調整控制閥壓力/功效等級。	目前無臨床或研究顯示其副作用。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	無健保給付項目	7127	7483.35	50517	CDVPB423SSM4	無
426	腦脊髓液引流組(控制閥 標準型) STRATA NSC VALVE (REGULAR) AS:MEDTRONIC 42365	STRATA NSC VALVE (REGULAR) AS:MEDTRONIC 42365	在手術植入後，“美敦力”Strata NSC控制閥提供了一項非侵入的方式，以符合病患在水腦症控制上不同的需求。藉由控制閥的特殊設計，讓醫師們可以使用PS Medical Strata 控制閥調整組附的磁性調整工具，來調整控制閥壓力/功效等級。	目前無臨床或研究顯示其副作用。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	無健保給付項目	7127	7483.35	50517	CDVPB423SSM4	無
427	腦脊髓液引流組(控制閥 標準型) VALVE REGULAR AS:MEDTRONIC 42866	VALVE REGULAR AS:MEDTRONIC 42866	在手術植入後，“美敦力”Strata控制閥提供了一項非侵入的方式，以符合病患在水腦症控制上不同的需求。藉由控制閥的特殊設計，讓醫師們可以使用PS Medical Strata 控制閥調整組附的磁性調整工具，來調整控制閥壓力/功效等級。	目前無臨床或研究顯示其副作用。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	無健保給付項目	7127	7483.35	50267	CDVPB428SSM4	無
428	可調壓兒童型閥門 如:MEDTRONIC STRATA II 42856	CHILD TYPE PRESSURE VALVES AS:MEDTRONIC STRATA II 42856	在手術植入後，“美敦力”Strata控制閥提供了一項非侵入的方式，以符合病患在水腦症控制上不同的需求。藉由控制閥的特殊設計，讓醫師們可以使用PS Medical Strata 控制閥調整組附的磁性調整工具，來調整控制閥壓力/功效等級。	目前無臨床或研究顯示其副作用。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	無健保給付項目	7127	7483.35	50267	CDVPB428SSM4	無
429	雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統 PRO-GAV ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM AS:AESCULAP FV426-T	PRO-GAV ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM AS:AESCULAP FV426-T	將腦脊髓液自腦室引流至腹腔，適用於水腦症病人	1.頻繁的抽取可能導致過度引流致使不符合生理正常的壓力值 2.可能會影響心律調節器的運作	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	此產品無健保品可比較	7127	7483.35	63792	CDVPBPGAV1AE	1.不應將可調式閥門植入在難以感覺或找到的皮膚下方 2.手術醫師可依經驗和手術實行過程判斷是否需要調整手術步驟

430	雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統 PRO-GAV ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM AS:AESCULAP FV448T	PRO-GAV ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM AS:AESCULAP FV448T	將腦脊髓液自腦室引流至腹腔，適用於水腦症病人	1.頻繁的抽取可能導致過度引流致使不符合生理正常的壓力值 2.可能會影響心律調節器的運作	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	此產品無健保品可比較	7127	7483.35	63792	CDVPBP GAV1AE	1.不應將可調式閥門植入在難以感覺或找到的皮膚下方 2.手術醫師可依經驗和手術實行過程判斷是否需要調整手術步驟
431	雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統 PRO-GAV ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM AS:AESCULAP FV427T	PRO-GAV ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM AS:AESCULAP FV427T	將腦脊髓液自腦室引流至腹腔，適用於水腦症病人	1.頻繁的抽取可能導致過度引流致使不符合生理正常的壓力值 2.可能會影響心律調節器的運作	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	此產品無健保品可比較	7127	7483.35	63792	CDVPBP GAV1AE	1.不應將可調式閥門植入在難以感覺或找到的皮膚下方 2.手術醫師可依經驗和手術實行過程判斷是否需要調整手術步驟
432	雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統 PRO-GAV ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM AS:AESCULAP FV424T	PRO-GAV ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM AS:AESCULAP FV424T	將腦脊髓液自腦室引流至腹腔，適用於水腦症病人	1.頻繁的抽取可能導致過度引流致使不符合生理正常的壓力值 2.可能會影響心律調節器的運作	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	此產品無健保品可比較	7127	7483.35	63792	CDVPBP GAV1AE	1.不應將可調式閥門植入在難以感覺或找到的皮膚下方 2.手術醫師可依經驗和手術實行過程判斷是否需要調整手術步驟
433	雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統 PRO-GAV ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM AS:AESCULAP FV425-T	PRO-GAV ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM AS:AESCULAP FV425-T	將腦脊髓液自腦室引流至腹腔，適用於水腦症病人	1.頻繁的抽取可能導致過度引流致使不符合生理正常的壓力值 2.可能會影響心律調節器的運作	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	此產品無健保品可比較	7127	7483.35	63792	CDVPBP GAV1AE	1.不應將可調式閥門植入在難以感覺或找到的皮膚下方 2.手術醫師可依經驗和手術實行過程判斷是否需要調整手術步驟
434	雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統 PRO-GAV ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM AS:AESCULAP FV445T	PRO-GAV ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM AS:AESCULAP FV445T	將腦脊髓液自腦室引流至腹腔，適用於水腦症病人	1.頻繁的抽取可能導致過度引流致使不符合生理正常的壓力值 2.可能會影響心律調節器的運作	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	此產品無健保品可比較	7127	7483.35	63792	CDVPBP GAV1AE	1.不應將可調式閥門植入在難以感覺或找到的皮膚下方 2.手術醫師可依經驗和手術實行過程判斷是否需要調整手術步驟
435	體外可調節腦室腹腔分流術導管組 PROGRAMMABLE VALVE SYSTEM 30MM-200MMH2O AS:CODMAN 82-3838	PROGRAMMABLE VALVE SYSTEM 30MM-200MMH2O AS:CODMAN 82-3838	適用於需要持續的腦室內壓及腦脊髓液的引流，以治療水腦及其他腦脊髓液的流動和吸收發生障礙的情況。	植入分流系統的併發症有機械故障、分流通路阻塞、感染、及植入分流通路漏出腦脊髓液。頭痛、嘔吐、嗜睡或心智變化等臨床狀可能是分流裝置失去作用的徵兆。發生感染的分流系統可能產生發紅、腫痛等症狀。如產生上述症狀時請盡速回診就醫。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	目前健保全額給付的部分只提供固定壓力或壓力區間之引流閥，在術後無法進行非侵入式的壓力調整，需要做壓力變更時只能開刀取出更換。	7127	7483.35	52717	CDVPB2 3838CM	將可調式引流閥暴露於強磁場可能會改變原本之設定值EX: 核磁共振檢查(MRI)，故在任何MRI檢查之後，務必確認引流閥之壓力設定值。

436	雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統 PRO-GAV ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM AS:AESCULAP FV433T	PRO-GAV ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM AS:AESCULAP FV433T	將腦脊髓液自腦室引流至腹腔，適用於水腦症病人	1.頻繁的抽取可能導致過度引流致使不符合生理正常的壓力值 2.可能會影響心律調節器的運作	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	此產品無健保品可比較	7127	7483.35	63792	CDVPBPGAV1AE	1.不應將可調式閥門植入在難以感覺或找到的皮膚下方 2.手術醫師可依經驗和手術實行過程判斷是否需要調整手術步驟
437	體外可調節腦室腹腔導管組(微小型) CHPV MICRO VALVE W/RICKHAM RESERVOIR AS:CODMAN 82-3113	CHPV MICRO VALVE W/RICKHAM RESERVOIR AS:CODMAN 82-3113	適用於需要持續的腦室內壓及腦脊髓液的引流，以治療水腦及其他腦脊髓液的流動和吸收發生障礙的情況。	無	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	現行健保給付之導管皆為固定壓力，若病患術後因為壓力問題而產生不舒服的症狀，如:頭痛、頭暈、?睡、嘔吐等，需變更導管壓力時，病患需再次手術更換不同壓力之導管，體外可調式腦室腹腔導管組可解決這個問題，免除病患需再次手術的風險。	7127	7483.35	52717	CDVPB18HPVCM	術後若產生任何不舒服的情況請即時與醫生聯絡，請醫師診斷是否需要調整引流管的壓力。
438	體外可調節腦室腹腔導管組(直線型) CHPV SYSTEM WITH PRECHAMBER AS:CODMAN 82-3100	CHPV SYSTEM WITH PRECHAMBER AS:CODMAN 82-3100	適用於需要持續的腦室內壓及腦脊髓液的引流，以治療水腦及其他腦脊髓液的流動和吸收發生障礙的情況。	無	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	現行健保給付之導管皆為固定壓力，若病患術後因為壓力問題而產生不舒服的症狀，如:頭痛、頭暈、?睡、嘔吐等，需變更導管壓力時，病患需再次手術更換不同壓力之導管，體外可調式腦室腹腔導管組可解決這個問題，免除病患需再次手術的風險。	7127	7483.35	52717	CDVPB18HPVCM	術後若產生任何不舒服的情況請即時與醫生聯絡，請醫師診斷是否需要調整引流管的壓力。
439	內植用腦積水引流管組 HYDROCEPHALUS VALVE SYSTEMS AND ACCESSORIES AS:INTEGRA 909-712	HYDROCEPHALUS VALVE SYSTEMS AND ACCESSORIES AS:INTEGRA 909-712	內植用腦積水引流管程序是一個用在治療病人腦水腫的引流程序，將CSF從腦室分流到腹腔或其他適合排水的位置，如右心房。	無	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	本自費品項的材質及製程技術具有專利，可自動且人性化調節水腦症病人顱內腦脊髓液；健保給付品項為定壓式，不符合長期植入變動原則。	7127	7483.35	64517	CDVPB12626N7	無
440	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 19.5D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 19.5D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
441	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 20.5D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 20.5D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
442	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 24.0D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 24.0D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
443	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 20.0D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 20.0D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無

444	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 25.0D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 25.0D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
445	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 9.0D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 9.0D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
446	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 24.5D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 24.5D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
447	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 10.0D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 10.0D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
448	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 10.5D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 10.5D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
449	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 9.5D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 9.5D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
450	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 11.5D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 11.5D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
451	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 12.0D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 12.0D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無

452	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 11.0D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 11.0D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
453	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 13.0D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 13.0D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
454	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 13.5D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 13.5D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
455	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 12.5D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 12.5D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
456	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 14.5D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 14.5D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
457	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 15.0D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 15.0D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
458	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 14.0D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 14.0D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
459	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 16.0D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 16.0D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無

460	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 16.5D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 16.5D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
461	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 15.5D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 15.5D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
462	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 17.5D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 17.5D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
463	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 18.0D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 18.0D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
464	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 17.0D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 17.0D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
465	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 19.0D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 19.0D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
466	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 19.5D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 19.5D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
467	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 18.5D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 18.5D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無

468	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 20.5D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 20.5D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
469	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 21.0D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 21.0D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
470	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 20.0D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 20.0D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
471	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 22.0D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 22.0D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
472	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 22.5D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 22.5D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
473	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 21.5D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 21.5D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
474	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 23.5D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 23.5D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
475	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 24.0D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 24.0D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無

476	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 23.0D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 23.0D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
477	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 25.0D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 25.0D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
478	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 25.5D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 25.5D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
479	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 24.5D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 24.5D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
480	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 26.5D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 26.5D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
481	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 27.0D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 27.0D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
482	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 26.0D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 26.0D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
483	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 28.0D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 28.0D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無

484	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 30.0D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 30.0D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
485	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 28.5D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 28.5D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
486	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 29.5D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 29.5D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
487	優視非球面人工水晶體 0.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 0.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSNWAVE5B9	無
488	優視非球面人工水晶體 4.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 4.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSNWAVE5B9	無
489	優視非球面人工水晶體 3.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 3.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSNWAVE5B9	無
490	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 29.0D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 29.0D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
491	優視非球面人工水晶體 9.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 9.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSNWAVE5B9	無

492	優視非球面人工水晶體 5.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 5.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
493	優視非球面人工水晶體 8.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 8.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
494	優視非球面人工水晶體 2.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 2.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
495	優視非球面人工水晶體 12.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 12.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
496	優視非球面人工水晶體 10.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 10.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
497	優視非球面人工水晶體 11.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 11.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
498	優視非球面人工水晶體 7.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 7.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
499	優視非球面人工水晶體 14.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 14.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無

500	優視非球面人工水晶體12.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 12.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
501	優視非球面人工水晶體10.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 10.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
502	優視非球面人工水晶體11.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 11.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
503	優視非球面人工水晶體15.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 15.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
504	優視非球面人工水晶體16.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 16.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
505	優視非球面人工水晶體14.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 14.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
506	優視非球面人工水晶體13.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 13.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
507	優視非球面人工水晶體17.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 17.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無

508	優視非球面人工水晶體17.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 17.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
509	優視非球面人工水晶體18.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 18.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
510	優視非球面人工水晶體16.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 16.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
511	優視非球面人工水晶體22.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 22.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
512	優視非球面人工水晶體19.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 19.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
513	優視非球面人工水晶體19.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 19.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
514	優視非球面人工水晶體18.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 18.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無

515	非球面推注式人工水晶體0.5D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 0.5D AS:RAYNER 920H	可降低光學系統球面像差，提昇病患視覺品質	若人工水晶體移位，可能會抵銷其效果或導致視力降低或眩光。	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	與健保人工水晶體類似	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	1.眼罩保護眼睛2.勿搓揉眼睛3.勿朝開刀眼睛側睡4.勿提重物5.避免激烈運動6.勿使尖銳物品觸及眼睛7.陽光太強應戴墨鏡8.勿將洗臉水灑入眼睛9.遵從醫囑用藥及按時回診，如有任何不適請及時就醫。 10.不是每位白內障病患均適用，手術前需仔細評估，請與您的眼科醫師討論。
516	優視非球面人工水晶體21.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 21.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
517	優視非球面人工水晶體29.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 29.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
518	優視非球面人工水晶體21.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 21.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
519	非球面推注式人工水晶體2.5D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 2.5D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
520	優視非球面人工水晶體29.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 29.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無

521	非球面推注式人工水晶體1.0D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 1.0D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
522	優視非球面人工水晶體30.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 30.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術 , 減少術後球面像差的干擾 , 增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位 , 度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障 , 減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術 , 減少術後球面像差的干擾 , 增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
523	非球面推注式人工水晶體4.5D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 4.5D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
524	非球面推注式人工水晶體1.5D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 1.5D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
525	非球面推注式人工水晶體3.0D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 3.0D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
526	非球面推注式人工水晶體2.0D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 2.0D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
527	非球面推注式人工水晶體6.5D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 6.5D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

528	非球面推注式人工水晶體3.5D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 3.5D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
529	非球面推注式人工水晶體5.0D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 5.0D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
530	非球面推注式人工水晶體4.0D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 4.0D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
531	非球面推注式人工水晶體7.0D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 7.0D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
532	非球面推注式人工水晶體5.5D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 5.5D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
533	非球面推注式人工水晶體6.0D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 6.0D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

534	非球面推注式人工水晶體8.5D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 8.5D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
535	非球面推注式人工水晶體9.0D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 9.0D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
536	非球面推注式人工水晶體7.5D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 7.5D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
537	非球面推注式人工水晶體8.0D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 8.0D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
538	非球面推注式人工水晶體10.5D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 10.5D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
539	非球面推注式人工水晶體11.0D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 11.0D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

540	非球面推注式人工水晶體9.5D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 9.5D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
541	非球面推注式人工水晶體10.0D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 10.0D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
542	非球面推注式人工水晶體12.5D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 12.5D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
543	非球面推注式人工水晶體13.0D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 13.0D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
544	非球面推注式人工水晶體11.5D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 11.5D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
545	非球面推注式人工水晶體12.0D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 12.0D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

546	非球面推注式人工水晶體14.5D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 14.5D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
547	非球面推注式人工水晶體15.0D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 15.0D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
548	非球面推注式人工水晶體13.5D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 13.5D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
549	非球面推注式人工水晶體14.0D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 14.0D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
550	非球面推注式人工水晶體16.5D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 16.5D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
551	非球面推注式人工水晶體17.0D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 17.0D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

552	非球面推注式人工水晶體15.5D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 15.5D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
553	非球面推注式人工水晶體16.0D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 16.0D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
554	非球面推注式人工水晶體 -2.0D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS -2.0D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
555	非球面推注式人工水晶體 -3.0D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS -3.0D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
556	非球面推注式人工水晶體17.5D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 17.5D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
557	非球面推注式人工水晶體 -1.0D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS -1.0D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

558	非球面推注式人工水晶體 -6.0D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS -6.0D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
559	非球面推注式人工水晶體 -7.0D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS -7.0D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
560	非球面推注式人工水晶體 -4.0D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS -4.0D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
561	非球面推注式人工水晶體 -5.0D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS -5.0D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
562	非球面推注式人工水晶體 -10.0D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS -10.0D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
563	非球面推注式人工水晶體 18.0D 如:RAYNER 970C	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 18.0D AS:RAYNER 970C	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

564	非球面推注式人工水晶體 -8.0D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS -8.0D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
565	非球面推注式人工水晶體 -9.0D 如:RAYNER 920H	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS -9.0D AS:RAYNER 920H	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
566	非球面推注式人工水晶體 19.5D 如:RAYNER 970C	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 19.5D AS:RAYNER 970C	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
567	非球面推注式人工水晶體 20.0D 如:RAYNER 970C	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 20.0D AS:RAYNER 970C	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
568	非球面推注式人工水晶體 18.5D 如:RAYNER 970C	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 18.5D AS:RAYNER 970C	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
569	非球面推注式人工水晶體 19.0D 如:RAYNER 970C	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 19.0D AS:RAYNER 970C	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

570	非球面推注式人工水晶體 21.5D 如:RAYNER 970C	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 21.5D AS:RAYNER 970C	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
571	非球面推注式人工水晶體 22.0D 如:RAYNER 970C	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 22.0D AS:RAYNER 970C	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
572	非球面推注式人工水晶體 20.5D 如:RAYNER 970C	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 20.5D AS:RAYNER 970C	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
573	非球面推注式人工水晶體 21.0D 如:RAYNER 970C	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 21.0D AS:RAYNER 970C	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
574	非球面推注式人工水晶體 23.5D 如:RAYNER 970C	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 23.5D AS:RAYNER 970C	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
575	環明散光推注式人工水晶體 10.0D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 10.0D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
576	非球面推注式人工水晶體 22.5D 如:RAYNER 970C	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 22.5D AS:RAYNER 970C	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

577	非球面推注式人工水晶體23.0D 如:RAYNER 970C	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 23.0D AS:RAYNER 970C	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSNWAVE1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
578	環明散光推注式人工水晶體8.5D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 8.5D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
579	環明散光推注式人工水晶體12.0D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 12.0D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
580	環明散光推注式人工水晶體9.0D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 9.0D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	此項治療的主要在改善患者的患者心搏過緩與心律不整之臨床顯露症狀。透過心房、心室、或AV序列節律的心搏徐緩補償。	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
581	環明散光推注式人工水晶體9.5D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 9.5D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	適用於周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術（PTA）	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
582	環明散光推注式人工水晶體10.5D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 10.5D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	適用於周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術（PTA）	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
583	環明散光推注式人工水晶體14.0D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 14.0D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	適用於周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術（PTA）	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
584	環明散光推注式人工水晶體11.0D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 11.0D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
585	環明散光推注式人工水晶體11.5D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 11.5D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

586	環明散光推注式人工水晶體 12.5D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 12.5D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
587	環明散光推注式人工水晶體 16.0D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 16.0D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
588	環明散光推注式人工水晶體 13.0D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 13.0D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
589	環明散光推注式人工水晶體 13.5D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 13.5D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
590	環明散光推注式人工水晶體 14.5D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 14.5D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
591	散光非球面人工水晶體 18.0D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 18.0D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
592	環明散光推注式人工水晶體 15.0D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 15.0D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
593	環明散光推注式人工水晶體 15.5D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 15.5D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
594	環明散光推注式人工水晶體 16.5D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 16.5D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
595	散光非球面人工水晶體 20.0D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 20.0D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

596	環明散光推注式人工水晶體 17.0D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 17.0D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	用於陣發性心房纖維顫動之肺靜脈阻隔。	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提中,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
597	環明散光推注式人工水晶體 17.5D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 17.5D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	用於陣發性心房纖維顫動之肺靜脈阻隔。	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提中,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
598	散光非球面人工水晶體 18.5D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 18.5D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提中,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
599	散光非球面人工水晶體 22.0D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 22.0D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提中,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
600	散光非球面人工水晶體 19.0D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 19.0D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提中,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
601	散光非球面人工水晶體 19.5D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 19.5D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提中,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
602	散光非球面人工水晶體 20.5D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 20.5D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提中,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
603	環明散光推注式人工水晶體 24.0D 散光度數 2D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 24.0D CYLINDER 2D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提中,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
604	散光非球面人工水晶體 21.0D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 21.0D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提中,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

605	散光非球面人工水晶體 21.5D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 21.5D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	1.第三級(完全)房室傳導阻斷。2.有症狀的第二級房室傳導阻斷。3.病竇症候群。4.有症狀的心搏過緩。	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
606	散光非球面人工水晶體 22.5D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 22.5D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
607	環明散光推注式人工水晶體 26.0D 散光度數 2D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 26.0D CYLINDER 2D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
608	散光非球面人工水晶體 23.0D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 23.0D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
609	環明散光推注式人工水晶體 23.5D 散光度數 2D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 23.5D CYLINDER 2D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
610	環明散光推注式人工水晶體 24.5D 散光度數 2D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 24.5D CYLINDER 2D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
611	環明散光推注式人工水晶體 7.5D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 7.5D CYLINDER 3D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
612	環明散光推注式人工水晶體 25.0D 散光度數 2D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 25.0D CYLINDER 2D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
613	環明散光推注式人工水晶體 25.5D 散光度數 2D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 25.5D CYLINDER 2D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
614	環明散光推注式人工水晶體 6.0D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 6.0D CYLINDER 3D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

615	環明散光推注式人工水晶體8.0D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 8.0D CYLINDER 4D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
616	環明散光推注式人工水晶體6.5D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 6.5D CYLINDER 3D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
617	環明散光推注式人工水晶體7.0D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 7.0D CYLINDER 3D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
618	環明散光推注式人工水晶體9.5D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 9.5D CYLINDER 4D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
619	環明散光推注式人工水晶體10.0D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 10.0D CYLINDER 4D AS:RAYNER 623T	1.老人白內障手術中2.先天或青少年白內障3.創傷性白內障4.角膜散光大於1.5度	若人工水晶體移位，可能會抵銷其效果或導致視力降低或眩光。	1.小眼球2.活動性眼疾(嚴重的慢性葡萄膜炎、糖尿病視網膜病變、對藥物治療無反應之慢性青光眼)3.角膜變性及內皮功能不全4.18歲以下的小孩5.不要再次消毒，只現一次性使用。過期不可使用。	與健保人工水晶體類似	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	1.眼罩保護眼睛2.勿搓揉眼睛3.勿朝開刀眼睛側睡4.勿提重物5.避免激烈運動6.勿使尖銳物品觸及眼睛7.陽光太強應戴墨鏡8.勿將洗臉水灑入眼睛9.遵從醫囑用藥及按時回診，如有任何不適請及時就醫。 10.不是每位白內障病患均適用，手術前需仔細評估，請與您的眼科醫師討論。
620	環明散光推注式人工水晶體8.5D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 8.5D CYLINDER 4D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
621	環明散光推注式人工水晶體9.0D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 9.0D CYLINDER 4D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
622	環明散光推注式人工水晶體11.5D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 11.5D CYLINDER 4D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

623	環明散光推注式人工水晶體 12.0D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 12.0D CYLINDER 4D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
624	環明散光推注式人工水晶體 10.5D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 10.5D CYLINDER 4D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
625	環明散光推注式人工水晶體 11.0D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 11.0D CYLINDER 4D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
626	環明散光推注式人工水晶體 13.5D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 13.5D CYLINDER 4D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
627	環明散光推注式人工水晶體 14.0D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 14.0D CYLINDER 4D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
628	環明散光推注式人工水晶體 12.5D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 12.5D CYLINDER 4D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
629	環明散光推注式人工水晶體 13.0D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 13.0D CYLINDER 4D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
630	環明散光推注式人工水晶體 15.5D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 15.5D CYLINDER 4D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
631	環明散光推注式人工水晶體 16.0D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 16.0D CYLINDER 4D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
632	環明散光推注式人工水晶體 14.5D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 14.5D CYLINDER 4D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

633	環明散光推注式人工水晶體 15.0D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 15.0D CYLINDER 4D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
634	環明散光推注式人工水晶體 17.5D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 17.5D CYLINDER 4D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
635	散光非球面人工水晶體 18.0D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 18.0D CYLINDER 4D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
636	環明散光推注式人工水晶體 16.5D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 16.5D CYLINDER 4D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
637	環明散光推注式人工水晶體 17.0D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 17.0D CYLINDER 4D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
638	散光非球面人工水晶體 19.5D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 19.5D CYLINDER 4D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
639	環明散光推注式人工水晶體 9.0D 散光度數 5D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 9.0D CYLINDER 5D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
640	散光非球面人工水晶體 18.5D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 18.5D CYLINDER 4D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
641	散光非球面人工水晶體 19.0D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 19.0D CYLINDER 4D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
642	環明散光推注式人工水晶體 7.5D 散光度數 5D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 7.5D CYLINDER 5D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

643	環明散光推注式人工水晶體11.0D 散光度數 5D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 11.0D CYLINDER 5D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
644	環明散光推注式人工水晶體8.0D 散光度數 5D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 8.0D CYLINDER 5D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
645	環明散光推注式人工水晶體8.5D 散光度數 5D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 8.5D CYLINDER 5D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
646	環明散光推注式人工水晶體10.5D 散光度數 5D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 10.5D CYLINDER 5D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
647	環明散光推注式人工水晶體13.0D 散光度數 5D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 13.0D CYLINDER 5D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
648	環明散光推注式人工水晶體10.0D 散光度數 5D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 10.0D CYLINDER 5D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
649	環明散光推注式人工水晶體9.5D 散光度數 5D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 9.5D CYLINDER 5D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
650	環明散光推注式人工水晶體12.5D 散光度數 5D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 12.5D CYLINDER 5D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
651	環明散光推注式人工水晶體15.0D 散光度數 5D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 15.0D CYLINDER 5D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
652	環明散光推注式人工水晶體12.0D 散光度數 5D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 12.0D CYLINDER 5D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

653	環明散光推注式人工水晶體 11.5D 散光度數 5D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 11.5D CYLINDER 5D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
654	環明散光推注式人工水晶體 14.5D 散光度數 5D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 14.5D CYLINDER 5D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
655	環明散光推注式人工水晶體 17.0D 散光度數 5D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 17.0D CYLINDER 5D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
656	環明散光推注式人工水晶體 14.0D 散光度數 5D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 14.0D CYLINDER 5D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
657	環明散光推注式人工水晶體 13.5D 散光度數 5D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 13.5D CYLINDER 5D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
658	環明散光推注式人工水晶體 16.5D 散光度數 5D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 16.5D CYLINDER 5D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
659	環明散光推注式人工水晶體 21.0D 散光度數 5D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 21.0D CYLINDER 5D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
660	環明散光推注式人工水晶體 16.0D 散光度數 5D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 16.0D CYLINDER 5D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
661	環明散光推注式人工水晶體 15.5D 散光度數 5D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 15.5D CYLINDER 5D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
662	環明散光推注式人工水晶體 20.5D 散光度數 5D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 20.5D CYLINDER 5D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

663	環明散光推注式人工水晶體 23.0D 散光度數 5D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 23.0D CYLINDER 5D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
664	散光非球面人工水晶體 20.0D 散光度數 5D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 20.0D CYLINDER 5D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
665	散光非球面人工水晶體 19.5D 散光度數 5D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 19.5D CYLINDER 5D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
666	環明散光推注式人工水晶體 22.5D 散光度數 5D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 22.5D CYLINDER 5D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
667	環明散光推注式人工水晶體 25.0D 散光度數 5D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 25.0D CYLINDER 5D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
668	環明散光推注式人工水晶體 22.0D 散光度數 5D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 22.0D CYLINDER 5D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
669	環明散光推注式人工水晶體 21.5D 散光度數 5D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 21.5D CYLINDER 5D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
670	環明散光推注式人工水晶體 24.5D 散光度數 5D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 24.5D CYLINDER 5D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
671	環明散光推注式人工水晶體 6.5D 散光度數 6D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 6.5D CYLINDER 6D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
672	環明散光推注式人工水晶體 24.0D 散光度數 5D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 24.0D CYLINDER 5D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

673	環明散光推注式人工水晶體 23.5D 散光度數 5D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 23.5D CYLINDER 5D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
674	環明散光推注式人工水晶體 6.0D 散光度數 6D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 6.0D CYLINDER 6D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
675	環明散光推注式人工水晶體 15.0D 散光度數 6D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 15.0D CYLINDER 6D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
676	環明散光推注式人工水晶體 26.0D 散光度數 5D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 26.0D CYLINDER 5D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
677	環明散光推注式人工水晶體 25.5D 散光度數 5D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 25.5D CYLINDER 5D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
678	環明散光推注式人工水晶體 16.5D 散光度數 6D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 16.5D CYLINDER 6D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
679	環明散光推注式人工水晶體 17.0D 散光度數 6D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 17.0D CYLINDER 6D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
680	環明散光推注式人工水晶體 15.5D 散光度數 6D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 15.5D CYLINDER 6D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
681	環明散光推注式人工水晶體 16.0D 散光度數 6D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 16.0D CYLINDER 6D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
682	散光非球面人工水晶體 18.5D 散光度數 6D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 18.5D CYLINDER 6D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

683	散光非球面人工水晶體 19.0D 散光度數 6D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 19.0D CYLINDER 6D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
684	環明散光推注式人工水晶體 17.5D 散光度數 6D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 17.5D CYLINDER 6D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
685	散光非球面人工水晶體 18.0D 散光度數 6D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 18.0D CYLINDER 6D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
686	環明散光推注式人工水晶體 20.5D 散光度數 6D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 20.5D CYLINDER 6D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
687	環明散光推注式人工水晶體 23.0D 散光度數 6D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 23.0D CYLINDER 6D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
688	環明散光推注式人工水晶體 19.5D 散光度數 6D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 19.5D CYLINDER 6D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
689	環明散光推注式人工水晶體 20.0D 散光度數 6D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 20.0D CYLINDER 6D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
690	環明散光推注式人工水晶體 24.5D 散光度數 6D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 24.5D CYLINDER 6D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
691	環明散光推注式人工水晶體 23.5D 散光度數 6D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 23.5D CYLINDER 6D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
692	環明散光推注式人工水晶體 24.0D 散光度數 6D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 24.0D CYLINDER 6D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

693	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 5.0D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 5.0D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
694	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 29.5D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 29.5D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
695	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 29.0D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 29.0D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

696	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 28.5D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 28.5D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
697	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 30.0D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 30.0D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
698	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 5.5D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 5.5D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

699	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 6.5D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 6.5D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
700	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 7.0D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 7.0D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
701	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 7.5D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 7.5D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

702	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 9.5D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 9.5D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
703	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 8.0D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 8.0D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
704	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 10.0D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 10.0D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

705	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 6.0D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 6.0D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
706	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 12.5D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 12.5D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
707	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 12.0D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 12.0D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

708	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 8.5D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 8.5D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
709	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 9.0D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 9.0D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
710	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 11.0D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 11.0D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

711	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 15.0D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 15.0D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
712	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 11.5D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 11.5D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
713	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 10.5D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 10.5D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

714	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 14.0D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 14.0D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
715	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 13.5D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 13.5D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
716	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 13.0D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 13.0D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

717	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 14.5D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 14.5D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
718	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 15.5D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 15.5D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
719	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 16.5D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 16.5D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

720	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 17.0D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 17.0D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
721	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 17.5D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 17.5D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
722	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 19.5D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 19.5D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

723	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 18.0D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 18.0D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
724	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 20.0D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 20.0D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
725	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 16.0D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 16.0D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

726	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 22.5D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 22.5D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
727	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 22.0D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 22.0D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
728	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 18.5D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 18.5D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

729	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 19.0D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 19.0D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
730	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 21.0D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 21.0D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
731	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 25.0D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 25.0D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

732	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 21.5D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 21.5D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
733	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 20.5D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 20.5D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
734	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 24.0D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 24.0D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

735	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 23.5D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 23.5D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
736	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 23.0D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 23.0D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
737	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 24.5D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 24.5D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

738	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 25.5D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 25.5D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
739	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 26.5D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 26.5D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
740	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 27.0D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 27.0D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

741	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 27.5D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 27.5D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
742	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 29.5D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 29.5D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
743	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 28.0D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 28.0D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

744	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 30.0D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 30.0D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
745	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 26.0D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 26.0D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
746	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 7.0D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 7.0D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

747	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 5.0D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 5.0D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
748	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 28.5D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 28.5D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
749	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 29.0D AS:AMO ZCT225	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 29.0D AS:AMO ZCT225	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

750	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 5.5D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 5.5D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
751	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 9.5D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 9.5D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
752	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 6.0D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 6.0D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

753	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 6.5D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 6.5D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
754	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 8.5D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 8.5D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
755	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 8.0D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 8.0D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

756	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 9.0D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 9.0D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
757	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 7.5D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 7.5D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
758	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 11.5D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 11.5D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

759	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 11.0D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 11.0D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
760	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 10.0D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 10.0D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
761	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 12.0D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 12.0D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

762	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 12.5D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 12.5D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
763	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 14.0D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 14.0D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
764	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 14.5D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 14.5D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

765	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 10.5D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 10.5D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
766	恩視非球面人工水晶體 30.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 30.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSNWAVE7B9	無
767	恩視非球面人工水晶體 32.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 32.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSNWAVE7B9	無

768	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 13.0D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 13.0D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
769	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 13.5D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 13.5D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
770	恩視非球面人工水晶體 33.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 33.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSNWAVE7B9	無

771	恩視非球面人工水晶體31.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 31.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
772	恩視非球面人工水晶體34.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 34.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
773	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 10.0D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 10.0D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
774	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 8.5D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 8.5D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

775	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 9.5D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 9.5D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
776	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 12.0D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 12.0D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
777	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 10.5D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 10.5D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

778	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 9.0D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 9.0D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
779	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 11.5D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 11.5D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
780	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 14.0D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 14.0D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

781	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 12.5D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 12.5D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
782	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 11.0D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 11.0D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
783	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 13.5D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 13.5D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

784	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 15.5D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 15.5D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
785	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 16.0D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 16.0D S:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	無
786	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 14.5D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 14.5D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
787	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 18.0D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 18.0D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

788	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 16.5D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 16.5D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
789	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 15.0D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 15.0D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
790	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 17.5D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 17.5D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

791	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 19.5D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 19.5D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
792	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 20.0D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 20.0D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
793	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 18.5D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 18.5D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

794	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 17.0D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 17.0D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
795	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 22.0D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 22.0D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
796	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 20.5D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 20.5D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

797	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 21.5D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 21.5D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
798	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 19.0D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 19.0D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
799	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 24.0D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 24.0D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

800	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 22.5D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 22.5D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
801	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 21.0D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 21.0D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
802	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 23.5D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 23.5D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

803	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 26.0D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 26.0D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
804	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 24.5D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 24.5D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
805	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 23.0D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 23.0D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

806	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 25.5D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 25.5D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
807	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 6.5D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 6.5D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
808	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 30.0D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 30.0D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

809	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 7.0D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 7.0D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
810	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 25.0D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 25.0D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
811	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 9.0D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 9.0D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

812	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 8.5D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 8.5D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
813	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 7.5D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 7.5D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
814	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 6.0D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 6.0D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

815	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 11.0D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 11.0D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
816	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 9.5D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 9.5D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
817	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 8.0D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 8.0D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

818	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 10.5D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 10.5D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
819	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 13.0D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 13.0D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
820	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 11.5D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 11.5D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

821	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 10.0D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 10.0D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
822	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 12.5D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 12.5D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
823	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 15.0D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 15.0D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

824	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 13.5D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 13.5D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
825	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 12.0D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 12.0D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
826	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 14.5D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 14.5D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
827	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 6.5D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 6.5D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無

828	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 29.5D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 29.5D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
829	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 14.0D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 14.0D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
830	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 8.5D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 8.5D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
831	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 7.0D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 7.0D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無

832	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 30.0D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 30.0D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
833	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 8.0D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 8.0D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
834	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 26.0D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 26.0D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
835	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 27.0D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 27.0D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
836	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 7.5D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 7.5D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
837	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 27.5D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 27.5D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
838	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 29.0D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 29.0D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無

839	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 26.5D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 26.5D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
840	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 28.0D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 28.0D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
841	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 29.5D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 29.5D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
842	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 28.5D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 28.5D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
843	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 6.0D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 6.0D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
844	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 30.0D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 30.0D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
845	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 6.5D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 6.5D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
846	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 8.5D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 8.5D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無

847	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 7.0D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 7.0D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
848	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 8.0D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 8.0D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
849	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 9.0D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 9.0D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
850	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 7.5D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 7.5D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
851	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 10.5D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 10.5D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
852	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 9.5D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 9.5D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
853	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 10.0D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 10.0D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
854	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 11.0D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 11.0D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無

855	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 12.0D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 12.0D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
856	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 12.5D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 12.5D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
857	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 11.5D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 11.5D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
858	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 14.0D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 14.0D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
859	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 13.0D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 13.0D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
860	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 13.5D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 13.5D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
861	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 15.5D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 15.5D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
862	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 14.5D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 14.5D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無

863	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 15.0D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 15.0D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
864	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 17.0D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 17.0D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
865	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 16.0D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 16.0D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
866	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 16.5D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 16.5D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
867	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 18.5D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 18.5D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
868	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 17.5D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 17.5D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
869	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 18.0D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 18.0D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
870	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 20.0D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 20.0D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無

871	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 19.0D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 19.0D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
872	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 19.5D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 19.5D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
873	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 22.0D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 22.0D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
874	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 20.5D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 20.5D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
875	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 21.5D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 21.5D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
876	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 22.5D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 22.5D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
877	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 21.0D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 21.0D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
878	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 23.5D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 23.5D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無

879	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 24.0D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 24.0D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
880	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 23.0D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 23.0D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
881	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 25.0D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 25.0D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
882	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 25.5D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 25.5D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
883	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 24.5D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 24.5D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
884	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 26.5D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 26.5D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
885	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 28.5D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 28.5D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
886	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 27.0D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 27.0D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無

887	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 26.0D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 26.0D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
888	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 27.5D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 27.5D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
889	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 28.0D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 28.0D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
890	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 29.0D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 29.0D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
891	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 30.0D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 30.0D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
892	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 6.0D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 6.0D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
893	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 29.5D AS:ALCON SN6AT7	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 29.5D AS:ALCON SN6AT7	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
894	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 8.0D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 8.0D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無

895	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 6.5D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 6.5D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
896	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 7.5D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 7.5D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
897	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 8.5D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 8.5D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
898	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 7.0D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 7.0D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
899	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 10.0D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 10.0D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
900	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 9.0D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 9.0D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
901	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 9.5D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 9.5D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
902	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 10.5D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 10.5D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無

903	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 11.5D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 11.5D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
904	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 12.0D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 12.0D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
905	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 11.0D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 11.0D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
906	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 13.5D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 13.5D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
907	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 12.5D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 12.5D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
908	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 13.0D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 13.0D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
909	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 15.5D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 15.5D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
910	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 14.0D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 14.0D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無

911	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 15.0D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 15.0D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
912	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 16.0D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 16.0D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
913	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 14.5D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 14.5D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
914	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 17.0D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 17.0D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
915	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 17.5D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 17.5D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
916	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 16.5D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 16.5D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
917	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 19.0D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 19.0D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
918	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 18.0D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 18.0D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無

919	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 18.5D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 18.5D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
920	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 19.5D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 19.5D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
921	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 20.0D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 20.0D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
922	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 20.5D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 20.5D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
923	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 21.0D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 21.0D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
924	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 21.5D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 21.5D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
925	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 22.0D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 22.0D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
926	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 22.5D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 22.5D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無

927	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 23.5D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 23.5D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
928	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 24.0D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 24.0D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
929	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 23.0D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 23.0D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
930	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 26.0D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 26.0D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
931	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 24.5D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 24.5D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
932	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 25.5D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 25.5D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
933	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 26.5D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 26.5D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
934	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 25.0D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 25.0D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無

935	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 28.0D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 28.0D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
936	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 27.0D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 27.0D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
937	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 27.5D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 27.5D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
938	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 28.5D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 28.5D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
939	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 29.5D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 29.5D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
940	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 30.0D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 30.0D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
941	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 29.0D AS:ALCON SN6AT8	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 29.0D AS:ALCON SN6AT8	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
942	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 7.0D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 7.0D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無

943	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 6.0D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 6.0D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
944	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 6.5D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 6.5D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
945	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 8.5D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 8.5D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
946	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 7.5D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 7.5D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
947	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 8.0D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 8.0D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
948	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 10.5D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 10.5D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
949	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 9.0D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 9.0D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
950	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 10.0D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 10.0D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無

951	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 11.0D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 11.0D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
952	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 9.5D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 9.5D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
953	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 12.5D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 12.5D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
954	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 11.5D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 11.5D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
955	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 12.0D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 12.0D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
956	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 13.0D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 13.0D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
957	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 14.0D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 14.0D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
958	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 14.5D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 14.5D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無

959	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 13.5D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 13.5D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
960	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 16.5D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 16.5D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
961	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 15.0D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 15.0D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
962	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 16.0D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 16.0D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
963	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 17.0D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 17.0D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
964	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 15.5D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 15.5D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
965	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 18.0D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 18.0D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
966	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 18.5D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 18.5D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無

967	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 17.5D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 17.5D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
968	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 19.5D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 19.5D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
969	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 20.0D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 20.0D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
970	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 19.0D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 19.0D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
971	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 21.0D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 21.0D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
972	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 21.5D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 21.5D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
973	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 20.5D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 20.5D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
974	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 22.5D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 22.5D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無

975	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 23.0D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 23.0D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
976	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 22.0D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 22.0D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
977	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 24.0D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 24.0D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
978	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 24.5D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 24.5D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
979	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 23.5D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 23.5D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
980	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 26.0D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 26.0D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
981	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 25.0D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 25.0D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
982	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 25.5D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 25.5D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無

983	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 26.5D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 26.5D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
984	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 27.5D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 27.5D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
985	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 28.0D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 28.0D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
986	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 27.0D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 27.0D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
987	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 30.0D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 30.0D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
988	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 28.5D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 28.5D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
989	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 29.5D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 29.5D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
990	莫克人工豬心瓣膜 MOSAIC PORCINE BIOPROSTHESIS MITRAL VALVE 31MM AS:MEDTRONIC 310C31	MOSAIC PORCINE BIOPROSTHESIS MITRAL VALVE 31MM AS:MEDTRONIC 310C31	適用於置換病理性的或人工的主動脈瓣及二尖瓣。	死亡、心律失常、心內膜炎、溶血、出血(與抗凝劑或抗血小板藥物相關)、漏血(跨瓣膜或瓣膜旁泄漏)、非結構性功能不良(如血管翳，縫線或瓣膜尺吋不合)、結構破環(如鈣化、瓣膜尖撕裂或狹窄)、血栓栓塞、瓣膜血栓等	以α－氨基油酸進行處理，動物實驗中已發現抗礦化處理可減輕豬瓣膜的鈣化。	可減少瓣膜鈣化機會.進而降低再次開刀之風險	43613	45113	104887	FHVD1MSPB3M4	1.慢性腎功能衰竭、鈣代謝異常者或兒童，其人工瓣膜鈣化機率較高。2.左室較小、肥厚者中使用人工二尖瓣時，可能因流出道阻塞或支架柱引起心室壁穿孔。

991	莫克人工豬心瓣膜 MOSAIC PORCINE BIOPROSTHESIS MITRAL VALVE 29MM AS:MEDTRONIC 310C29	MOSAIC PORCINE BIOPROSTHESIS MITRAL VALVE 29MM AS:MEDTRONIC 310C29	適用於置換病理性的或人工的主動脈瓣及二尖瓣。	死亡、心律失常、心內膜炎、溶血、出血(與抗凝劑或抗血小板藥物相關)、漏血(跨瓣膜或瓣膜旁泄漏)、非結構性功能不良(如血管翳，縫線或瓣膜尺吋不合)、結構破環(如鈣化、瓣膜尖撕裂或狹窄)、血栓栓塞、瓣膜血栓等	以α－氨基油酸進行處理，動物實驗中已發現抗礦化處理可減輕豬瓣膜的鈣化。	使用更先進之生理加壓法固定辦葉，能使瓣葉開合更加符合自然瓣葉，且α－氨基油酸能提供更長效的抗鈣化效果而延長使用年限。	43613	45113	104887	FHVD1 MSPB3M 4	1.慢性腎功能衰竭、鈣代謝異常者或兒童，其人工瓣膜鈣化機率較高。2.左室較小、肥厚者中使用人工二尖瓣時，可能因流出道阻塞或支架柱引起心室壁穿孔。
992	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 29.0D AS:ALCON SN6AT9	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 29.0D AS:ALCON SN6AT9	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
993	莫克人工豬心瓣膜 MOSAIC PORCINE BIOPROSTHESIS MITRAL VALVE 25MM AS:MEDTRONIC 310C25	MOSAIC PORCINE BIOPROSTHESIS MITRAL VALVE 25MM AS:MEDTRONIC 310C25	適用於置換病理性的或人工的主動脈瓣及二尖瓣。	死亡、心律失常、心內膜炎、溶血、出血(與抗凝劑或抗血小板藥物相關)、漏血(跨瓣膜或瓣膜旁泄漏)、非結構性功能不良(如血管翳，縫線或瓣膜尺吋不合)、結構破環(如鈣化、瓣膜尖撕裂或狹窄)、血栓栓塞、瓣膜血栓形成等	以α－氨基油酸進行處理，動物實驗中已發現抗礦化處理可減輕豬瓣膜的鈣化。	使用更先進之生理加壓法固定辦葉，能使瓣葉開合更加符合自然瓣葉，且α－氨基油酸能提供更長效的抗鈣化效果而延長使用年限。	43613	45113	104887	FHVD1 MSPB3M 4	1.慢性腎功能衰竭、鈣代謝異常者或兒童，其人工瓣膜鈣化機率較高。2.左室較小、肥厚者中使用人工二尖瓣時，可能因流出道阻塞或支架柱引起心室壁穿孔。
994	莫克人工豬心瓣膜 MOSAIC PORCINE BIOPROSTHESIS MITRAL VALVE 33MM AS:MEDTRONIC 310C33	MOSAIC PORCINE BIOPROSTHESIS MITRAL VALVE 33MM AS:MEDTRONIC 310C33	適用於置換病理性的或人工的主動脈瓣及二尖瓣。	死亡、心律失常、心內膜炎、溶血、出血(與抗凝劑或抗血小板藥物相關)、漏血(跨瓣膜或瓣膜旁泄漏)、非結構性功能不良(如血管翳，縫線或瓣膜尺吋不合)、結構破環(如鈣化、瓣膜尖撕裂或狹窄)、血栓栓塞、瓣膜血栓等	以α－氨基油酸進行處理，動物實驗中已發現抗礦化處理可減輕豬瓣膜的鈣化。	使用更先進之生理加壓法固定辦葉，能使瓣葉開合更加符合自然瓣葉，且α－氨基油酸能提供更長效的抗鈣化效果而延長使用年限。	43613	45113	104887	FHVD1 MSPB3M 4	1.慢性腎功能衰竭、鈣代謝異常者或兒童，其人工瓣膜鈣化機率較高。2.左室較小、肥厚者中使用人工二尖瓣時，可能因流出道阻塞或支架柱引起心室壁穿孔。
995	莫克人工豬心瓣膜 MOSAIC PORCINE BIOPROSTHESIS MITRAL VALVE 27MM AS:MEDTRONIC 310C27	MOSAIC PORCINE BIOPROSTHESIS MITRAL VALVE 27MM AS:MEDTRONIC 310C27	適用於置換病理性的或人工的主動脈瓣及二尖瓣。	死亡、心律失常、心內膜炎、溶血、出血(與抗凝劑或抗血小板藥物相關)、漏血(跨瓣膜或瓣膜旁泄漏)、非結構性功能不良(如血管翳，縫線或瓣膜尺吋不合)、結構破環(如鈣化、瓣膜尖撕裂或狹窄)、血栓栓塞、瓣膜血栓等	以α－氨基油酸進行處理，動物實驗中已發現抗礦化處理可減輕豬瓣膜的鈣化。	可減少瓣膜鈣化機會.進而降低再次開刀之風險	43613	45113	104887	FHVD1 MSPB3M 4	1.慢性腎功能衰竭、鈣代謝異常者或兒童，其人工瓣膜鈣化機率較高。2.左室較小、肥厚者中使用人工二尖瓣時，可能因流出道阻塞或支架柱引起心室壁穿孔。

996	莫克主動脈人工豬心瓣膜 MOSAIC ULTRA AORTIC PORCINE BIOPROSTHESIS 305U 21MM AS:MEDTRONIC 305U221	MOSAIC ULTRA AORTIC PORCINE BIOPROSTHESIS 305U 21MM AS:MEDTRONIC 305U221	適用於置換病理性的或人工的主動脈瓣及二尖瓣。	死亡、心律失常、心內膜炎、溶血、出血(與抗凝劑或抗血小板藥物相關)、漏血(跨瓣膜或瓣膜旁泄漏)、非結構性功能不良(如血管翳，縫線或瓣膜尺吋不合)、結構破環(如鈣化、瓣膜尖撕裂或狹窄)、血栓栓塞、瓣膜血栓等	以α－氨基油酸進行處理，動物實驗中已發現抗礦化處理可減輕豬瓣膜的鈣化。	可減少瓣膜鈣化機會.進而降低再次開刀之風險	43613	45113	104887	FHVD1 MSPB3M 4	1.慢性腎功能衰竭、鈣代謝異常者或兒童，其人工瓣膜鈣化機率較高。2.左室較小、肥厚者中使用人工二尖瓣時，可能因流出道阻塞或支架柱引起心室壁穿孔。
997	莫克主動脈人工豬心瓣膜 MOSAIC ULTRA AORTIC PORCINE BIOPROSTHESIS 305U 27MM AS:MEDTRONIC 305U227	MOSAIC ULTRA AORTIC PORCINE BIOPROSTHESIS 305U 27MM AS:MEDTRONIC 305U227	適用於置換病理性的或人工的主動脈瓣及二尖瓣。	死亡、心律失常、心內膜炎、溶血、出血(與抗凝劑或抗血小板藥物相關)、漏血(跨瓣膜或瓣膜旁泄漏)、非結構性功能不良(如血管翳，縫線或瓣膜尺吋不合)、結構破環(如鈣化、瓣膜尖撕裂或狹窄)、血栓栓塞、瓣膜血栓等	以α－氨基油酸進行處理，動物實驗中已發現抗礦化處理可減輕豬瓣膜的鈣化。	自費品項使用更先進之生理加壓法固定辦葉，能使瓣葉開合更加符合自然瓣葉，且α－氨基油酸能提供更長效的抗鈣化效果而延長使用年限。	43613	45113	104887	FHVD1 MSPB3M 4	1.慢性腎功能衰竭、鈣代謝異常者或兒童，其人工瓣膜鈣化機率較高。2.左室較小、肥厚者中使用人工二尖瓣時，可能因流出道阻塞或支架柱引起心室壁穿孔。
998	莫克主動脈人工豬心瓣膜 MOSAIC ULTRA AORTIC PORCINE BIOPROSTHESIS 305U 23MM AS:MEDTRONIC 305U223	MOSAIC ULTRA AORTIC PORCINE BIOPROSTHESIS 305U 23MM AS:MEDTRONIC 305U223	適用於置換病理性的或人工的主動脈瓣及二尖瓣。	死亡、心律失常、心內膜炎、溶血、出血(與抗凝劑或抗血小板藥物相關)、漏血(跨瓣膜或瓣膜旁泄漏)、非結構性功能不良(如血管翳，縫線或瓣膜尺吋不合)、結構破環(如鈣化、瓣膜尖撕裂或狹窄)、血栓栓塞、瓣膜血栓等	以α－氨基油酸進行處理，動物實驗中已發現抗礦化處理可減輕豬瓣膜的鈣化。	自費品項使用更先進之生理加壓法固定辦葉，能使瓣葉開合更加符合自然瓣葉，且α－氨基油酸能提供更長效的抗鈣化效果而延長使用年限。	43613	45113	104887	FHVD1 MSPB3M 4	1.慢性腎功能衰竭、鈣代謝異常者或兒童，其人工瓣膜鈣化機率較高。2.左室較小、肥厚者中使用人工二尖瓣時，可能因流出道阻塞或支架柱引起心室壁穿孔。
999	莫克主動脈人工豬心瓣膜 MOSAIC ULTRA AORTIC PORCINE BIOPROSTHESIS 305U 25MM AS:MEDTRONIC 305U225	MOSAIC ULTRA AORTIC PORCINE BIOPROSTHESIS 305U 25MM AS:MEDTRONIC 305U225	適用於置換病理性的或人工的主動脈瓣及二尖瓣。	死亡、心律失常、心內膜炎、溶血、出血(與抗凝劑或抗血小板藥物相關)、漏血(跨瓣膜或瓣膜旁泄漏)、非結構性功能不良(如血管翳，縫線或瓣膜尺吋不合)、結構破環(如鈣化、瓣膜尖撕裂或狹窄)、血栓栓塞、瓣膜血栓等	以α－氨基油酸進行處理，動物實驗中已發現抗礦化處理可減輕豬瓣膜的鈣化。	可減少瓣膜鈣化機會.進而降低再次開刀之風險	43613	45113	104887	FHVD1 MSPB3M 4	1.慢性腎功能衰竭、鈣代謝異常者或兒童，其人工瓣膜鈣化機率較高。2.左室較小、肥厚者中使用人工二尖瓣時，可能因流出道阻塞或支架柱引起心室壁穿孔。
1000	黛拉心臟節律器 ADAPTA PACING GENERATOR AS:MEDTRONIC DR 01/03	ADAPTA PACING GENERATOR AS:MEDTRONIC DR 01/03	"適用於病竇症候群及房室傳導阻斷等方面的心律不整之病患,提供於恢復生理性心跳速率、改善心輸出量之現象。本裝置為運動速率反應型，能提供病患在不同活動中所需的心跳速率，進而調節心輸出量。"	無	為雙腔植入式心臟節律器，為一種能設定多項程式的心臟用裝置，可監測病患的心跳速率及提供緩慢節律治療，亦依據病患日常活動來反應速率調節心率。	此為健保給付超過部分由病患自付差額的雙腔活動感應速率型節律器。與健保全額給付單腔型或雙腔固定速率型節律器不同。	93833	95333	6000	FHP02D DRADM 4	目前針對使用節律器來做為控制心跳速率之治療方法，並無已知的禁忌症。然而，個別病患所應採用的節律系統、操作模式與醫師的植入程序，應按照病患的年齡和醫療病症而定。

1001	安信諾核磁共振植入式心臟節律器 ENSURA DR MRI SURESCAN IMPLANTABLE PACEMAKER AS:MEDTRONIC EN1DR01	ENSURA DR MRI SURESCAN IMPLANTABLE PACEMAKER AS:MEDTRONIC EN1DR01	適用於恢復生理性心跳速率、蓋善心輸出量、預防症狀、或避免形成心臟之神經性脈衝或傳導障礙等方面的心律不整現象。本裝置適用於需要速率反應來進行節律的病患使用，以提供病患在不同活動內所需的心輸出量。	無	適用於恢復生理性心跳速率、蓋善心輸出量、預防症狀、或避免形成心臟之神經性脈衝或傳導障礙等方面的心律不整現象。本裝置適用於需要速率反應來進行節律的病患使用，以提供病患在不同活動內所需的心輸出量。	無	93833	95333	32500	FHP02EN1DRM4	目前針對使用節律器來做為控制心跳速率之治療方法，並無已知的禁忌症。然而，個別病患所應採用的節律系統、操作模式與醫師的植入程序，應按照病患的年齡和醫療病症而定。
1002	核磁共振植入式心臟節律器 ADVISA DRMRI SURESCAN IMPLANTABLE PACEMAKER AS:MEDTRONIC ADVISA DR MRI A3DR01	ADVISA DR MRI SURESCAN IMPLANTABLE PACEMAKER AS:MEDTRONIC ADVISA DR MRI A3DR01	"適用於病竇症候群及房室傳導阻斷等方面的心律不整之病患,提供於恢復生理性心跳速率、改善心輸出量之現象。本裝置為運動速率反應型，能提供病患在不同活動中所需的心跳速率，進而調節心輸出量。"	無	"適用於病竇症候群及房室傳導阻斷等方面的心律不整之病患,提供於恢復生理性心跳速率、改善心輸出量之現象。本裝置為運動速率反應型，能提供病患在不同活動中所需的心跳速率，進而調節心輸出量。"	此為健保給付超過部分由病患自付差額的雙腔活動感應速率型節律器。與健保全額給付單腔型或雙腔固定速率型節律器不同。	93833	95333	43000	FHP02A3DR1M4	目前針對使用節律器來做為控制心跳速率之治療方法，並無已知的禁忌症。然而，個別病患所應採用的節律系統、操作模式與醫師的植入程序，應按照病患的年齡和醫療病症而定。
1003	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 10MMX340MM LONG RIGHTAS:SYNTHES 473.018S	PFNA-II NAIL 130° 10MMX340MM LONG RIGHTAS:SYNTHES 473.018S	1.特殊螺旋狀設計，針對骨鬆病人能更加穩固 2.末端鎖定可選擇靜態鎖定，或動態鎖定 3.專為亞洲人設計 4.材質可增加生物相容性	*植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷. *過敏反應肇因於無法適應植入物材質. *癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙. *植入物而引起的疼痛.	1.特殊螺旋狀設計，針對骨鬆病人能更加穩固 2.末端鎖定可選擇靜態鎖定，或動態鎖定 3.專為亞洲人設計 4.材質可增加生物相容性	良好的骨板解剖塑型及交鎖固定系統使病人可以即早的活動，並提供良好的支撐穩定效果	19036	19987.8	46512	FBNG118785S1	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
1004	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 10MMX380MM LONG RIGHT AS:SYNTHES 473.020S	PFNA-II NAIL 130° 10MMX380MM LONG RIGHT AS:SYNTHES 473.020S	1.特殊螺旋狀設計，針對骨鬆病人能更加穩固 2.末端鎖定可選擇靜態鎖定，或動態鎖定 3.專為亞洲人設計 4.材質可增加生物相容性	*植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷. *過敏反應肇因於無法適應植入物材質. *癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙. *植入物而引起的疼痛.	1.特殊螺旋狀設計，針對骨鬆病人能更加穩固 2.末端鎖定可選擇靜態鎖定，或動態鎖定 3.專為亞洲人設計 4.材質可增加生物相容性	良好的骨板解剖塑型及交鎖固定系統使病人可以即早的活動，並提供良好的支撐穩定效果	19036	19987.8	46512	FBNG118785S1	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。

1005	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 10MMX420MM LONG RIGHT AS:SYNTHES 473.022S	PFNA-II NAIL 130° 10MMX420MM LONG RIGHT AS:SYNTHES 473.022S	1.特殊螺旋狀設計，針對骨鬆病人能更加穩固 2.末端鎖定可選擇靜態鎖定，或動態鎖定 3.專為亞洲人設計 4.材質可增加生物相容性	*植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷. *過敏反應肇因於無法適應植入物材質. *癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙. *植入物而引起的疼痛.	1.特殊螺旋狀設計，針對骨鬆病人能更加穩固 2.末端鎖定可選擇靜態鎖定，或動態鎖定 3.專為亞洲人設計 4.材質可增加生物相容性	良好的骨板解剖塑型及交鎖固定系統使病人可以即早的活動，並提供良好的支撐穩定效果	19036	19987.8	46512	FBNG118785S1	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
1006	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL SMALL 130° 9MMX200MM AS:SYNTHES 472.114S	PFNA-II NAIL SMALL 130° 9MMX200MM AS:SYNTHES 472.114S	1.特殊螺旋狀設計，針對骨鬆病人能更加穩固 2.末端鎖定可選擇靜態鎖定，或動態鎖定 3.專為亞洲人設計 4.材質可增加生物相容性	*植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷. *過敏反應肇因於無法適應植入物材質. *癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙. *植入物而引起的疼痛.	1.特殊螺旋狀設計，針對骨鬆病人能更加穩固 2.末端鎖定可選擇靜態鎖定，或動態鎖定 3.專為亞洲人設計 4.材質可增加生物相容性	良好的骨板解剖塑型及交鎖固定系統使病人可以即早的活動，並提供良好的支撐穩定效果	19036	19987.8	46512	FBNG118785S1	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
1007	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 10MMX420MM LONG LEFT AS:SYNTHES 473.030S	PFNA-II NAIL 130° 10MMX420MM LONG LEFT AS:SYNTHES 473.030S	1.特殊螺旋狀設計，針對骨鬆病人能更加穩固 2.末端鎖定可選擇靜態鎖定，或動態鎖定 3.專為亞洲人設計 4.材質可增加生物相容性	*植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷. *過敏反應肇因於無法適應植入物材質. *癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙. *植入物而引起的疼痛.	1.特殊螺旋狀設計，針對骨鬆病人能更加穩固 2.末端鎖定可選擇靜態鎖定，或動態鎖定 3.專為亞洲人設計 4.材質可增加生物相容性	良好的骨板解剖塑型及交鎖固定系統使病人可以即早的活動，並提供良好的支撐穩定效果	19036	19987.8	46512	FBNG118785S1	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
1008	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 9MMX300MM LONG LEFT AS:SYNTHES 473.032S	PFNA-II NAIL 130° 9MMX300MM LONG LEFT AS:SYNTHES 473.032S	1.特殊螺旋狀設計，針對骨鬆病人能更加穩固 2.末端鎖定可選擇靜態鎖定，或動態鎖定 3.專為亞洲人設計 4.材質可增加生物相容性	*植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷. *過敏反應肇因於無法適應植入物材質. *癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙. *植入物而引起的疼痛.	1.特殊螺旋狀設計，針對骨鬆病人能更加穩固 2.末端鎖定可選擇靜態鎖定，或動態鎖定 3.專為亞洲人設計 4.材質可增加生物相容性	良好的骨板解剖塑型及交鎖固定系統使病人可以即早的活動，並提供良好的支撐穩定效果	19036	19987.8	46512	FBNG118785S1	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。

1009	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130˚ 9MMX300MM LONG RIGHT AS:SYNTHES 473.036S	PFNA-II NAIL 130˚ 9MMX300MM LONG RIGHT AS:SYNTHES 473.036S	1.特殊螺旋狀設計，針對骨鬆病人能更加穩固 2.末端鎖定可選擇靜態鎖定，或動態鎖定 3.專為亞洲人設計 4.材質可增加生物相容性	*植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷. *過敏反應肇因於無法適應植入物材質. *癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙. *植入物而引起的疼痛.	1.特殊螺旋狀設計，針對骨鬆病人能更加穩固 2.末端鎖定可選擇靜態鎖定，或動態鎖定 3.專為亞洲人設計 4.材質可增加生物相容性	良好的骨板解剖塑型及交鎖固定系統使病人可以即早的活動，並提供良好的支撐穩定效果	19036	19987.8	46512	FBNG118785S1	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
1010	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130˚ 10MMX340MM LONG LEFT AS:SYNTHES 473.026S	PFNA-II NAIL 130˚ 10MMX340MM LONG LEFT AS:SYNTHES 473.026S	1.特殊螺旋狀設計，針對骨鬆病人能更加穩固 2.末端鎖定可選擇靜態鎖定，或動態鎖定 3.專為亞洲人設計 4.材質可增加生物相容性	*植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷. *過敏反應肇因於無法適應植入物材質. *癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙. *植入物而引起的疼痛.	1.特殊螺旋狀設計，針對骨鬆病人能更加穩固 2.末端鎖定可選擇靜態鎖定，或動態鎖定 3.專為亞洲人設計 4.材質可增加生物相容性	良好的骨板解剖塑型及交鎖固定系統使病人可以即早的活動，並提供良好的支撐穩定效果	19036	19987.8	46512	FBNG118785S1	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
1011	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130˚ 9MMX240MM AS:SYNTHES 473.804S	PFNA-II NAIL 130˚ 9MMX240MM AS:SYNTHES 473.804S	1.特殊螺旋狀設計，針對骨鬆病人能更加穩固 2.末端鎖定可選擇靜態鎖定，或動態鎖定 3.專為亞洲人設計 4.材質可增加生物相容性	*植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷. *過敏反應肇因於無法適應植入物材質. *癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙. *植入物而引起的疼痛.	1.特殊螺旋狀設計，針對骨鬆病人能更加穩固 2.末端鎖定可選擇靜態鎖定，或動態鎖定 3.專為亞洲人設計 4.材質可增加生物相容性	良好的骨板解剖塑型及交鎖固定系統使病人可以即早的活動，並提供良好的支撐穩定效果	19036	19987.8	46512	FBNG118785S1	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
1012	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130˚ 10MMX240MM AS:SYNTHES 473.805S	PFNA-II NAIL 130˚ 10MMX240MM AS:SYNTHES 473.805S	1.特殊螺旋狀設計，針對骨鬆病人能更加穩固 2.末端鎖定可選擇靜態鎖定，或動態鎖定 3.專為亞洲人設計 4.材質可增加生物相容性	*植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷. *過敏反應肇因於無法適應植入物材質. *癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙. *植入物而引起的疼痛.	1.特殊螺旋狀設計，針對骨鬆病人能更加穩固 2.末端鎖定可選擇靜態鎖定，或動態鎖定 3.專為亞洲人設計 4.材質可增加生物相容性	良好的骨板解剖塑型及交鎖固定系統使病人可以即早的活動，並提供良好的支撐穩定效果	19036	19987.8	46512	FBNG118785S1	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
1013	陶瓷人工髖關節 TOTAL HIP TRANSCEND 36MM CERAMIC FEMORAL HEAD +0MM NECK AS:MICROPORT 2600-0011	TOTAL HIP TRANSCEND 36MM CERAMIC FEMORAL HEAD +0MM NECK AS:MICROPORT 2600-0011	全人工髖關節置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	陶瓷髖關節組，有效降低磨耗。	材質更為堅硬密實、耐磨，磨耗率較低，臨床使用超過20年，破裂率低於0.004%	4352	4569.6	23070	FBHHCCERA15D	無

1014	陶瓷人工髖關節 TOTAL HIP TRANSCEND 36MM CERAMIC FEMORAL HEAD -3.5MM NECK AS:MICROPORT 2600-0010	TOTAL HIP TRANSCEND 36MM CERAMIC FEMORAL HEAD -3.5MM NECK AS:MICROPORT 2600-0010	全人工髖關節置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	陶瓷髖關節組，有效降低磨耗。	材質更為堅硬密實、耐磨，磨耗率較低，臨床使用超過20年，破裂率低於0.004%	4352	4569.6	23070	FBHHCCERA15D	無
1015	陶瓷人工髖關節 TOTAL HIP TRANSCEND 36MM CERAMIC FEMORAL HEAD +3.5MM NECK AS:MICROPORT 2600-0012	TOTAL HIP TRANSCEND 36MM CERAMIC FEMORAL HEAD +3.5MM NECK AS:MICROPORT 2600-0012	全人工髖關節置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	陶瓷髖關節組，有效降低磨耗。	材質更為堅硬密實、耐磨，磨耗率較低，臨床使用超過20年，破裂率低於0.004%	4352	4569.6	23070	FBHHCCERA15D	無
1016	陶瓷人工髖關節 TOTAL HIP TRANSCEND CERAMIC LINER 28MM 58-62MM AS:MICROPORT 7300-2858	TOTAL HIP TRANSCEND CERAMIC LINER 28MM 58-62MM AS:MICROPORT 7300-2858	全人工髖關節置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	陶瓷髖關節組，有效降低磨耗。	材質更為堅硬密實、耐磨，磨耗率較低，臨床使用超過20年，破裂率低於0.004%	4018	4218.9	28981	FBHLCCERA15D	無
1017	陶瓷人工髖關節 TOTAL HIP TRANSCEND CERAMIC LINER 28MM 52-56MM AS:MICROPORT 7200-2852	TOTAL HIP TRANSCEND CERAMIC LINER 28MM 52-56MM AS:MICROPORT 7200-2852	全人工髖關節置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	陶瓷髖關節組，有效降低磨耗。	材質更為堅硬密實、耐磨，磨耗率較低，臨床使用超過20年，破裂率低於0.004%	4018	4218.9	28981	FBHLCCERA15D	無
1018	陶瓷人工髖關節 TOTAL HIP TRANSCEND CERAMIC LINER ID:32MM AS:MICROPORT 7200-3252	TOTAL HIP TRANSCEND CERAMIC LINER ID:32MM AS:MICROPORT 7200-3252	全人工髖關節置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	陶瓷髖關節組，有效降低磨耗。	材質更為堅硬密實、耐磨，磨耗率較低，臨床使用超過20年，破裂率低於0.004%	4018	4218.9	28981	FBHLCCERA15D	無
1019	陶瓷人工髖關節 TOTAL HIP TRANSCEND CERAMIC LINER ID:32MM AS:MICROPORT 7300-3258	TOTAL HIP TRANSCEND CERAMIC LINER ID:32MM AS:MICROPORT 7300-3258	全人工髖關節置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	陶瓷髖關節組，有效降低磨耗。	材質更為堅硬密實、耐磨，磨耗率較低，臨床使用超過20年，破裂率低於0.004%	4018	4218.9	28981	FBHLCCERA15D	無
1020	陶瓷人工髖關節 TOTAL HIP TRANSCEND CERAMIC LINER 36MM 64-68MM AS:MICROPORT 7400-3664	TOTAL HIP TRANSCEND CERAMIC LINER 36MM 64-68MM AS:MICROPORT 7400-3664	全人工髖關節置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	陶瓷髖關節組，有效降低磨耗。	材質更為堅硬密實、耐磨，磨耗率較低，臨床使用超過20年，破裂率低於0.004%	4018	4218.9	28981	FBHLCCERA15D	無
1021	陶瓷人工髖關節 TOTAL HIP TRANSCEND 28MM CERAMIC FEMORAL HEAD -3.5MM NECK AS:MICROPORT 2600-0004	TOTAL HIP TRANSCEND 28MM CERAMIC FEMORAL HEAD -3.5MM NECK AS:MICROPORT 2600-0004	全人工髖關節置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	陶瓷髖關節組，有效降低磨耗。	材質更為堅硬密實、耐磨，磨耗率較低，臨床使用超過20年，破裂率低於0.004%	4352	4569.6	23070	FBHHCCERA15D	無
1022	陶瓷人工髖關節 TOTAL HIP TRANSCEND 28MM CERAMIC FEMORAL HEAD +3.5MM NECK AS:MICROPORT 2600-0006	TOTAL HIP TRANSCEND 28MM CERAMIC FEMORAL HEAD +3.5MM NECK AS:MICROPORT 2600-0006	全人工髖關節置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	陶瓷髖關節組，有效降低磨耗。	材質更為堅硬密實、耐磨，磨耗率較低，臨床使用超過20年，破裂率低於0.004%	4352	4569.6	23070	FBHHCCERA15D	無
1023	陶瓷人工髖關節 TOTAL HIP TRANSCEND 32MM CERAMIC FEMORAL HEAD +4MM NECK AS:MICROPORT 2600-0009	TOTAL HIP TRANSCEND 32MM CERAMIC FEMORAL HEAD +4MM NECK AS:MICROPORT 2600-0009	全人工髖關節置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	陶瓷髖關節組，有效降低磨耗。	材質更為堅硬密實、耐磨，磨耗率較低，臨床使用超過20年，破裂率低於0.004%	4352	4569.6	23070	FBHHCCERA15D	無

1024	陶瓷人工髖關節 TOTAL HIP TRANSCEND 32MM CERAMIC FEMORAL HEAD +0MM NECK AS:MICROPORT 2600-0008	TOTAL HIP TRANSCEND 32MM CERAMIC FEMORAL HEAD +0MM NECK AS:MICROPORT 2600-0008	全人工髖關節置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	陶瓷髖關節組，有效降低磨耗。	材質更為堅硬密實、耐磨，磨耗率較低，臨床使用超過20年，破裂率低於0.004%	4352	4569.6	23070	FBHHCCERA15D	無
1025	陶瓷人工髖關節 TOTAL HIP TRANSCEND 32MM CERAMIC FEMORAL HEAD -4MM NECK AS:MICROPORT 2600-0007	TOTAL HIP TRANSCEND 32MM CERAMIC FEMORAL HEAD -4MM NECK AS:MICROPORT 2600-0007	全人工髖關節置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	陶瓷髖關節組，有效降低磨耗。	材質更為堅硬密實、耐磨，磨耗率較低，臨床使用超過20年，破裂率低於0.004%	4352	4569.6	23070	FBHHCCERA15D	無
1026	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER GG 32 AS:ZIMMER 00-8775-008-32	BIOLOX DELTA TAPER LINER GG 32 AS:ZIMMER 00-8775-008-32	本產品股骨頭與襯墊為最新第四代超耐磨強化陶瓷，可大幅延長使用期限；巨股骨頭接近人體原來的大小，術後活動範圍較不受限制，且不易脫臼。	如發生感染可能導致治療失敗	本品在臨床上以長期的成功經驗為基礎，同時結合第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的人工髖關節系統，除了使用耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及極佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	無	4018	4218.9	37448	FBHLCCERA2Z1	罹患嚴重髖部疼痛和由於風濕性關節炎，骨關節炎，外傷性關節炎，缺血性股骨頭壞死或股骨頭與股骨先前骨折未癒合良好患者，皆可利用人工髖關節置換手術，以達到恢復髖關節功能及減少疼痛。
1027	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER HH 32 AS:ZIMMER 00-8775-009-32	BIOLOX DELTA TAPER LINER HH 32 AS:ZIMMER 00-8775-009-32	本產品股骨頭與襯墊為最新第四代超耐磨強化陶瓷，可大幅延長使用期限；巨股骨頭接近人體原來的大小，術後活動範圍較不受限制，且不易脫臼。	如發生感染可能導致治療失敗	本品在臨床上以長期的成功經驗為基礎，同時結合第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的人工髖關節系統，除了使用耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及極佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	無	4018	4218.9	37448	FBHLCCERA2Z1	罹患嚴重髖部疼痛和由於風濕性關節炎，骨關節炎，外傷性關節炎，缺血性股骨頭壞死或股骨頭與股骨先前骨折未癒合良好患者，皆可利用人工髖關節置換手術，以達到恢復髖關節功能及減少疼痛。
1028	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER II 36 AS:ZIMMER 00-8775-010-36	BIOLOX DELTA TAPER LINER II 36 AS:ZIMMER 00-8775-010-36	本產品股骨頭與襯墊為最新第四代超耐磨強化陶瓷，可大幅延長使用期限；巨股骨頭接近人體原來的大小，術後活動範圍較不受限制，且不易脫臼。	如發生感染可能導致治療失敗	本品在臨床上以長期的成功經驗為基礎，同時結合第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的人工髖關節系統，除了使用耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及極佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	無	4018	4218.9	37448	FBHLCCERA2Z1	罹患嚴重髖部疼痛和由於風濕性關節炎，骨關節炎，外傷性關節炎，缺血性股骨頭壞死或股骨頭與股骨先前骨折未癒合良好患者，皆可利用人工髖關節置換手術，以達到恢復髖關節功能及減少疼痛。

1029	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER JJ 36 AS:ZIMMER 00-8775-011-36	BIOLOX DELTA TAPER LINER JJ 36 AS:ZIMMER 00-8775-011-36	本產品股骨頭與襯墊為最新第四代超耐磨強化陶瓷，可大幅延長使用期限；巨股骨頭接近人體原來的大小，術後活動範圍較不受限制，且不易脫臼。	如發生感染可能導致治療失敗	本品在臨床上以長期的成功經驗為基礎，同時結合第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的人工髖關節系統，除了使用耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及極佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	無	4018	4218.9	37448	FBHLCCERA2Z1	罹患嚴重髖部疼痛和由於風濕性關節炎，骨關節炎，外傷性關節炎，缺血性股骨頭壞死或股骨頭與股骨先前骨折未癒合良好患者，皆可利用人工髖關節置換手術，以達到恢復髖關節功能及減少疼痛。
1030	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER KK 40 AS:ZIMMER 00-8775-012-40	BIOLOX DELTA TAPER LINER KK 40 AS:ZIMMER 00-8775-012-40	本產品股骨頭與襯墊為最新第四代超耐磨強化陶瓷，可大幅延長使用期限；巨股骨頭接近人體原來的大小，術後活動範圍較不受限制，且不易脫臼。	如發生感染可能導致治療失敗	本品在臨床上以長期的成功經驗為基礎，同時結合第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的人工髖關節系統，除了使用耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及極佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	無	4018	4218.9	37448	FBHLCCERA2Z1	罹患嚴重髖部疼痛和由於風濕性關節炎，骨關節炎，外傷性關節炎，缺血性股骨頭壞死或股骨頭與股骨先前骨折未癒合良好患者，皆可利用人工髖關節置換手術，以達到恢復髖關節功能及減少疼痛。
1031	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER LL 40 AS:ZIMMER 00-8775-013-40	BIOLOX DELTA TAPER LINER LL 40 AS:ZIMMER 00-8775-013-40	本產品股骨頭與襯墊為最新第四代超耐磨強化陶瓷，可大幅延長使用期限；巨股骨頭接近人體原來的大小，術後活動範圍較不受限制，且不易脫臼。	如發生感染可能導致治療失敗	本品在臨床上以長期的成功經驗為基礎，同時結合第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的人工髖關節系統，除了使用耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及極佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	無	4018	4218.9	37448	FBHLCCERA2Z1	罹患嚴重髖部疼痛和由於風濕性關節炎，骨關節炎，外傷性關節炎，缺血性股骨頭壞死或股骨頭與股骨先前骨折未癒合良好患者，皆可利用人工髖關節置換手術，以達到恢復髖關節功能及減少疼痛。
1032	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER MM 40 AS:ZIMMER 00-8775-014-40	BIOLOX DELTA TAPER LINER MM 40 AS:ZIMMER 00-8775-014-40	本產品股骨頭與襯墊為最新第四代超耐磨強化陶瓷，可大幅延長使用期限；巨股骨頭接近人體原來的大小，術後活動範圍較不受限制，且不易脫臼。	如發生感染可能導致治療失敗	本品在臨床上以長期的成功經驗為基礎，同時結合第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的人工髖關節系統，除了使用耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及極佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	無	4018	4218.9	37448	FBHLCCERA2Z1	罹患嚴重髖部疼痛和由於風濕性關節炎，骨關節炎，外傷性關節炎，缺血性股骨頭壞死或股骨頭與股骨先前骨折未癒合良好患者，皆可利用人工髖關節置換手術，以達到恢復髖關節功能及減少疼痛。

1033	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER NN 40 AS:ZIMMER 00-8775-015-40	BIOLOX DELTA TAPER LINER NN 40 AS:ZIMMER 00-8775-015-40	本產品股骨頭與襯墊為最新第四代超耐磨強化陶瓷，可大幅延長使用期限；巨股骨頭接近人體原來的大小，術後活動範圍較不受限制，且不易脫臼。	如發生感染可能導致治療失敗	本品在臨床上以長期的成功經驗為基礎，同時結合第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的人工髖關節系統，除了使用耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及極佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	無	4018	4218.9	37448	FBHLCCERA2Z1	罹患嚴重髖部疼痛和由於風濕性關節炎，骨關節炎，外傷性關節炎，缺血性股骨頭壞死或股骨頭與股骨先前骨折未癒合良好患者，皆可利用人工髖關節置換手術，以達到恢復髖關節功能及減少疼痛。
1034	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER OO 40 AS:ZIMMER 00-8775-016-40	BIOLOX DELTA TAPER LINER OO 40 AS:ZIMMER 00-8775-016-40	本產品股骨頭與襯墊為最新第四代超耐磨強化陶瓷，可大幅延長使用期限；巨股骨頭接近人體原來的大小，術後活動範圍較不受限制，且不易脫臼。	如發生感染可能導致治療失敗	本品在臨床上以長期的成功經驗為基礎，同時結合第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的人工髖關節系統，除了使用耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及極佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	無	4018	4218.9	37448	FBHLCCERA2Z1	罹患嚴重髖部疼痛和由於風濕性關節炎，骨關節炎，外傷性關節炎，缺血性股骨頭壞死或股骨頭與股骨先前骨折未癒合良好患者，皆可利用人工髖關節置換手術，以達到恢復髖關節功能及減少疼痛。
1035	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER PP 40 AS:ZIMMER 00-8775-017-40	BIOLOX DELTA TAPER LINER PP 40 AS:ZIMMER 00-8775-017-40	本產品股骨頭與襯墊為最新第四代超耐磨強化陶瓷，可大幅延長使用期限；巨股骨頭接近人體原來的大小，術後活動範圍較不受限制，且不易脫臼。	如發生感染可能導致治療失敗	本品在臨床上以長期的成功經驗為基礎，同時結合第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的人工髖關節系統，除了使用耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及極佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	無	4018	4218.9	37448	FBHLCCERA2Z1	罹患嚴重髖部疼痛和由於風濕性關節炎，骨關節炎，外傷性關節炎，缺血性股骨頭壞死或股骨頭與股骨先前骨折未癒合良好患者，皆可利用人工髖關節置換手術，以達到恢復髖關節功能及減少疼痛。
1036	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER QU 40 AS:ZIMMER 00-8775-018-40	BIOLOX DELTA TAPER LINER QU 40 AS:ZIMMER 00-8775-018-40	本產品股骨頭與襯墊為最新第四代超耐磨強化陶瓷，可大幅延長使用期限；巨股骨頭接近人體原來的大小，術後活動範圍較不受限制，且不易脫臼。	如發生感染可能導致治療失敗	本品在臨床上以長期的成功經驗為基礎，同時結合第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的人工髖關節系統，除了使用耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及極佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	無	4018	4218.9	37448	FBHLCCERA2Z1	罹患嚴重髖部疼痛和由於風濕性關節炎，骨關節炎，外傷性關節炎，缺血性股骨頭壞死或股骨頭與股骨先前骨折未癒合良好患者，皆可利用人工髖關節置換手術，以達到恢復髖關節功能及減少疼痛。

1037	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER RR 40 AS:ZIMMER 00-8775-019-40	BIOLOX DELTA TAPER LINER RR 40 AS:ZIMMER 00-8775-019-40	本產品股骨頭與襯墊為最新第四代超耐磨強化陶瓷，可大幅延長使用期限；巨股骨頭接近人體原來的大小，術後活動範圍較不受限制，且不易脫臼。	如發生感染可能導致治療失敗	本品在臨床上以長期的成功經驗為基礎，同時結合第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的人工髖關節系統，除了使用耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及極佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	無	4018	4218.9	37448	FBHLCC ERA2Z1	罹患嚴重髖部疼痛和由於風濕性關節炎，骨關節炎，外傷性關節炎，缺血性股骨頭壞死或股骨頭與股骨先前骨折未癒合良好患者，皆可利用人工髖關節置換手術，以達到恢復髖關節功能及減少疼痛。
1038	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 32MMX-3.5 AS:ZIMMER 00-8775-032-01	BIOLOX DELTA HEAD 32MMX-3.5 AS:ZIMMER 00-8775-032-01	本產品股骨頭與襯墊為最新第四代超耐磨強化陶瓷，可大幅延長使用期限；巨股骨頭接近人體原來的大小，術後活動範圍較不受限制，且不易脫臼。	如發生感染可能導致治療失敗	本品在臨床上以長期的成功經驗為基礎，同時結合第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的人工髖關節系統，除了使用耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及極佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	1.採用最新第四代超耐磨陶瓷技術，不但較傳統人工關節耐磨數百倍，也具有優越的生物相容性以及絕佳的強度。2.捷邁百優陶瓷系統之巨股骨頭直徑接近人體原來股骨頭的大小，可幫助恢復髖關節的術後穩定度。	4352	4569.6	56070	FBHHCC ERA2Z1	以下為此產品禁忌症：髖關節或其周圍出現感染神經肌肉異常，可能造成關節不穩定骨質強度不足，以致於無法支撐植入物。
1039	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 32MMX0 AS:ZIMMER 00-8775-032-02	BIOLOX DELTA HEAD 32MMX0 AS:ZIMMER 00-8775-032-02	本產品股骨頭與襯墊為最新第四代超耐磨強化陶瓷，可大幅延長使用期限；巨股骨頭接近人體原來的大小，術後活動範圍較不受限制，且不易脫臼。	如發生感染可能導致治療失敗	本品在臨床上以長期的成功經驗為基礎，同時結合第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的人工髖關節系統，除了使用耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及極佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	1.採用最新第四代超耐磨陶瓷技術，不但較傳統人工關節耐磨數百倍，也具有優越的生物相容性以及絕佳的強度。2.捷邁百優陶瓷系統之巨股骨頭直徑接近人體原來股骨頭的大小，可幫助恢復髖關節的術後穩定度。	4352	4569.6	56070	FBHHCC ERA2Z1	以下為此產品禁忌症：髖關節或其周圍出現感染神經肌肉異常，可能造成關節不穩定骨質強度不足，以致於無法支撐植入物。
1040	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 32MMX+3.5 AS:ZIMMER 00-8775-032-03	BIOLOX DELTA HEAD 32MMX+3.5 AS:ZIMMER 00-8775-032-03	本產品股骨頭與襯墊為最新第四代超耐磨強化陶瓷，可大幅延長使用期限；巨股骨頭接近人體原來的大小，術後活動範圍較不受限制，且不易脫臼。	如發生感染可能導致治療失敗	本品在臨床上以長期的成功經驗為基礎，同時結合第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的人工髖關節系統，除了使用耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及極佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	1.採用最新第四代超耐磨陶瓷技術，不但較傳統人工關節耐磨數百倍，也具有優越的生物相容性以及絕佳的強度。2.捷邁百優陶瓷系統之巨股骨頭直徑接近人體原來股骨頭的大小，可幫助恢復髖關節的術後穩定度。	4352	4569.6	56070	FBHHCC ERA2Z1	以下為此產品禁忌症：髖關節或其周圍出現感染神經肌肉異常，可能造成關節不穩定骨質強度不足，以致於無法支撐植入物。
1041	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 32MMX+7 AS:ZIMMER 00-8775-032-04	BIOLOX DELTA HEAD 32MMX+7 AS:ZIMMER 00-8775-032-04	本產品股骨頭與襯墊為最新第四代超耐磨強化陶瓷，可大幅延長使用期限；巨股骨頭接近人體原來的大小，術後活動範圍較不受限制，且不易脫臼。	如發生感染可能導致治療失敗	本品在臨床上以長期的成功經驗為基礎，同時結合第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的人工髖關節系統，除了使用耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及極佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	1.採用最新第四代超耐磨陶瓷技術，不但較傳統人工關節耐磨數百倍，也具有優越的生物相容性以及絕佳的強度。2.捷邁百優陶瓷系統之巨股骨頭直徑接近人體原來股骨頭的大小，可幫助恢復髖關節的術後穩定度。	4352	4569.6	56070	FBHHCC ERA2Z1	以下為此產品禁忌症：髖關節或其周圍出現感染神經肌肉異常，可能造成關節不穩定骨質強度不足，以致於無法支撐植入物。

1042	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 36MMX-3.5 AS:ZIMMER 00-8775-036-01	BIOLOX DELTA HEAD 36MMX-3.5 AS:ZIMMER 00-8775-036-01	本產品股骨頭與襯墊為最新第四代超耐磨強化陶瓷，可大幅延長使用期限；巨股骨頭接近人體原來的大小，術後活動範圍較不受限制，且不易脫臼。	如發生感染可能導致治療失敗	本品在臨床上以長期的成功經驗為基礎，同時結合第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的人工髖關節系統，除了使用耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及極佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	1.採用最新第四代超耐磨陶瓷技術，不但較傳統人工關節耐磨數百倍，也具有優越的生物相容性以及絕佳的強度。2.捷邁百優陶瓷系統之巨股骨頭直徑接近人體原來股骨頭的大小，可幫助恢復髖關節的術後穩定度。	4352	4569.6	56070	FBHHCC ERA2Z1	以下為此產品禁忌症：髖關節或其周圍出現感染神經肌肉異常，可能造成關節不穩定骨質強度不足，以致於無法支撐植入物。
1043	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 36MMX0 AS:ZIMMER 00-8775-036-02	BIOLOX DELTA HEAD 36MMX0 AS:ZIMMER 00-8775-036-02	本產品股骨頭與襯墊為最新第四代超耐磨強化陶瓷，可大幅延長使用期限；巨股骨頭接近人體原來的大小，術後活動範圍較不受限制，且不易脫臼。	如發生感染可能導致治療失敗	本品在臨床上以長期的成功經驗為基礎，同時結合第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的人工髖關節系統，除了使用耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及極佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	1.採用最新第四代超耐磨陶瓷技術，不但較傳統人工關節耐磨數百倍，也具有優越的生物相容性以及絕佳的強度。2.捷邁百優陶瓷系統之巨股骨頭直徑接近人體原來股骨頭的大小，可幫助恢復髖關節的術後穩定度。	4352	4569.6	56070	FBHHCC ERA2Z1	以下為此產品禁忌症：髖關節或其周圍出現感染神經肌肉異常，可能造成關節不穩定骨質強度不足，以致於無法支撐植入物。
1044	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 36MMX+3.5 AS:ZIMMER 00-8775-036-03	BIOLOX DELTA HEAD 36MMX+3.5 AS:ZIMMER 00-8775-036-03	本產品股骨頭與襯墊為最新第四代超耐磨強化陶瓷，可大幅延長使用期限；巨股骨頭接近人體原來的大小，術後活動範圍較不受限制，且不易脫臼。	如發生感染可能導致治療失敗	本品在臨床上以長期的成功經驗為基礎，同時結合第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的人工髖關節系統，除了使用耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及極佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	1.採用最新第四代超耐磨陶瓷技術，不但較傳統人工關節耐磨數百倍，也具有優越的生物相容性以及絕佳的強度。2.捷邁百優陶瓷系統之巨股骨頭直徑接近人體原來股骨頭的大小，可幫助恢復髖關節的術後穩定度。	4352	4569.6	56070	FBHHCC ERA2Z1	以下為此產品禁忌症：髖關節或其周圍出現感染神經肌肉異常，可能造成關節不穩定骨質強度不足，以致於無法支撐植入物。
1045	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 36MMX+7 AS:ZIMMER 00-8775-036-04	BIOLOX DELTA HEAD 36MMX+7 AS:ZIMMER 00-8775-036-04	本產品股骨頭與襯墊為最新第四代超耐磨強化陶瓷，可大幅延長使用期限；巨股骨頭接近人體原來的大小，術後活動範圍較不受限制，且不易脫臼。	如發生感染可能導致治療失敗	本品在臨床上以長期的成功經驗為基礎，同時結合第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的人工髖關節系統，除了使用耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及極佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	1.採用最新第四代超耐磨陶瓷技術，不但較傳統人工關節耐磨數百倍，也具有優越的生物相容性以及絕佳的強度。2.捷邁百優陶瓷系統之巨股骨頭直徑接近人體原來股骨頭的大小，可幫助恢復髖關節的術後穩定度。	4352	4569.6	56070	FBHHCC ERA2Z1	以下為此產品禁忌症：髖關節或其周圍出現感染神經肌肉異常，可能造成關節不穩定骨質強度不足，以致於無法支撐植入物。
1046	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 40MMX-3.5 AS:ZIMMER 00-8775-040-01	BIOLOX DELTA HEAD 40MMX-3.5 AS:ZIMMER 00-8775-040-01	本產品股骨頭與襯墊為最新第四代超耐磨強化陶瓷，可大幅延長使用期限；巨股骨頭接近人體原來的大小，術後活動範圍較不受限制，且不易脫臼。	如發生感染可能導致治療失敗	本品在臨床上以長期的成功經驗為基礎，同時結合第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的人工髖關節系統，除了使用耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及極佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	1.採用最新第四代超耐磨陶瓷技術，不但較傳統人工關節耐磨數百倍，也具有優越的生物相容性以及絕佳的強度。2.捷邁百優陶瓷系統之巨股骨頭直徑接近人體原來股骨頭的大小，可幫助恢復髖關節的術後穩定度。	4352	4569.6	56070	FBHHCC ERA2Z1	以下為此產品禁忌症：髖關節或其周圍出現感染神經肌肉異常，可能造成關節不穩定骨質強度不足，以致於無法支撐植入物。
1047	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 40MMX0 AS:ZIMMER 00-8775-040-02	BIOLOX DELTA HEAD 40MMX0 AS:ZIMMER 00-8775-040-02	本產品股骨頭與襯墊為最新第四代超耐磨強化陶瓷，可大幅延長使用期限；巨股骨頭接近人體原來的大小，術後活動範圍較不受限制，且不易脫臼。	如發生感染可能導致治療失敗	本品在臨床上以長期的成功經驗為基礎，同時結合第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的人工髖關節系統，除了使用耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及極佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	1.採用最新第四代超耐磨陶瓷技術，不但較傳統人工關節耐磨數百倍，也具有優越的生物相容性以及絕佳的強度。2.捷邁百優陶瓷系統之巨股骨頭直徑接近人體原來股骨頭的大小，可幫助恢復髖關節的術後穩定度。	4352	4569.6	56070	FBHHCC ERA2Z1	以下為此產品禁忌症：髖關節或其周圍出現感染神經肌肉異常，可能造成關節不穩定骨質強度不足，以致於無法支撐植入物。

1048	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 40MMX+3.5 AS:ZIMMER 00-8775-040-03	BIOLOX DELTA HEAD 40MMX+3.5 AS:ZIMMER 00-8775-040-03	本產品股骨頭與襯墊為最新第四代超耐磨強化陶瓷，可大幅延長使用期限；巨股骨頭接近人體原來的大小，術後活動範圍較不受限制，且不易脫臼。	如發生感染可能導致治療失敗	本品在臨床上以長期的成功經驗為基礎，同時結合第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的人工髖關節系統，除了使用耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及極佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	1.採用最新第四代超耐磨陶瓷技術，不但較傳統人工關節耐磨數百倍，也具有優越的生物相容性以及絕佳的強度。2.捷邁百優陶瓷系統之巨股骨頭直徑接近人體原來股骨頭的大小，可幫助恢復髖關節的術後穩定度。	4352	4569.6	56070	FBHHCC ERA2Z1	以下為此產品禁忌症：髖關節或其周圍出現感染神經肌肉異常，可能造成關節不穩定骨質強度不足，以致於無法支撐植入物。
1049	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 40MMX+7 AS:ZIMMER 00-8775-040-04	BIOLOX DELTA HEAD 40MMX+7 AS:ZIMMER 00-8775-040-04	本產品股骨頭與襯墊為最新第四代超耐磨強化陶瓷，可大幅延長使用期限；巨股骨頭接近人體原來的大小，術後活動範圍較不受限制，且不易脫臼。	如發生感染可能導致治療失敗	本品在臨床上以長期的成功經驗為基礎，同時結合第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的人工髖關節系統，除了使用耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及極佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	1.採用最新第四代超耐磨陶瓷技術，不但較傳統人工關節耐磨數百倍，也具有優越的生物相容性以及絕佳的強度。2.捷邁百優陶瓷系統之巨股骨頭直徑接近人體原來股骨頭的大小，可幫助恢復髖關節的術後穩定度。	4352	4569.6	56070	FBHHCC ERA2Z1	以下為此產品禁忌症：髖關節或其周圍出現感染神經肌肉異常，可能造成關節不穩定骨質強度不足，以致於無法支撐植入物。
1050	CERAMIC系列 ALUMINA C-TAPER HEAD AS:OSTEONICS 17-2800E	ALUMINA C-TAPER HEAD AS:OSTEONICS 17-2800E	1.因退化性關節炎、風濕性關節炎、創傷所致關節炎、或最後一級的缺血性壞死所造成的關節疼痛或功能喪失2.在臨床上關節固定術、或替代的重建技術未達到滿意的結果時。3.股骨近端骨折、骨頭流失，臨床上需要切短股骨高度之狀況4.失敗的股骨頭置換術、髖臼窩整型之重建手術。	無	醫療用高級陶瓷，人體相容性較佳協 陶瓷產品磨損顆粒少，且陶瓷為鈍性元素，較不易與人體起過敏反應協 延長人工關節使用壽命：磨損率可降到0.0001mm/年以下，非常堅硬耐磨，不易因磨損變形和骨溶解須再次手術	傳統塑膠耐磨材質，雖然有健保全額補助，但因為長期使用可能造成磨損及鬆脫，嚴重者需要再進行第二次置換手術。	4352	4569.6	21070	FBHHCC ERA1S2	持續過度的活動行為，會有再度更換關節的可能性；患者需遵照醫師指示，重視後續的照顧與治療。患者並應該瞭解人工替換植人物不能完全取代一般正常的關節，當有過度的活動或外傷將可導致植入物的折斷或損傷；人工替換植入物有其使用年限，將來視其需要有再度更換的可能性。
1051	CERAMIC系列 ALUMINA C-TAPER HEAD AS:OSTEONICS 17-2805E	ALUMINA C-TAPER HEAD AS:OSTEONICS 17-2805E	1.因退化性關節炎、風濕性關節炎、創傷所致關節炎、或最後一級的缺血性壞死所造成的關節疼痛或功能喪失2.在臨床上關節固定術、或替代的重建技術未達到滿意的結果時。3.股骨近端骨折、骨頭流失，臨床上需要切短股骨高度之狀況4.失敗的股骨頭置換術、髖臼窩整型之重建手術。	無	醫療用高級陶瓷，人體相容性較佳協 陶瓷產品磨損顆粒少，且陶瓷為鈍性元素，較不易與人體起過敏反應協 延長人工關節使用壽命：磨損率可降到0.0002mm/年以下，非常堅硬耐磨，不易因磨損變形和骨溶解須再次手術	傳統塑膠耐磨材質，雖然有健保全額補助，但因為長期使用可能造成磨損及鬆脫，嚴重者需要再進行第二次置換手術。	4352	4569.6	21070	FBHHCC ERA1S2	持續過度的活動行為，會有再度更換關節的可能性；患者需遵照醫師指示，重視後續的照顧與治療。患者並應該瞭解人工替換植人物不能完全取代一般正常的關節，當有過度的活動或外傷將可導致植入物的折斷或損傷；人工替換植入物有其使用年限，將來視其需要有再度更換的可能性。

1052	CERAMIC系列 ALUMINA C-TAPER HEAD AS:OSTEONICS 17-3200E	ALUMINA C-TAPER HEAD AS:OSTEONICS 17-3200E	1.因退化性關節炎、風濕性關節炎、創傷所致關節炎、或最後一級的缺血性壞死所造成的關節疼痛或功能喪失2.在臨床上關節固定術、或替代的重建技術未達到滿意的結果時。3.股骨近端骨折、骨頭流失，臨床上需要切短股骨高度之狀況4.失敗的股骨頭置換術、髖臼窩整型之重建手術。	無	醫療用高級陶瓷，人體相容性較佳協 陶瓷產品磨損顆粒少，且陶瓷為鈍性元素，較不易與人體起過敏反應協 延長人工關節使用壽命：磨損率可降到0.0003mm/年以下，非常堅硬耐磨，不易因磨損變形和骨溶解須再次手術	傳統塑膠耐磨材質，雖然有健保全額補助，但因為長期使用可能造成磨損及鬆脫，嚴重者需要再進行第二次置換手術。	4352	4569.6	21070	FBHHCCERA1S2	持續過度的活動行為，會有再度更換關節的可能性；患者需遵照醫師指示，重視後續的照顧與治療。患者並應該瞭解人工替換植入物不能完全取代一般正常的關節，當有過度的活動或外傷將可導致植入物的折斷或損傷；人工替換植入物有其使用年限，將來視其需要有再度更換的可能性。
1053	CERAMIC系列 ALUMINA C-TAPER HEAD AS:OSTEONICS 17-32-3E	ALUMINA C-TAPER HEAD AS:OSTEONICS 17-32-3E	1.因退化性關節炎、風濕性關節炎、創傷所致關節炎、或最後一級的缺血性壞死所造成的關節疼痛或功能喪失2.在臨床上關節固定術、或替代的重建技術未達到滿意的結果時。3.股骨近端骨折、骨頭流失，臨床上需要切短股骨高度之狀況4.失敗的股骨頭置換術、髖臼窩整型之重建手術。	無	醫療用高級陶瓷，人體相容性較佳協 陶瓷產品磨損顆粒少，且陶瓷為鈍性元素，較不易與人體起過敏反應協 延長人工關節使用壽命：磨損率可降到0.0004mm/年以下，非常堅硬耐磨，不易因磨損變形和骨溶解須再次手術	傳統塑膠耐磨材質，雖然有健保全額補助，但因為長期使用可能造成磨損及鬆脫，嚴重者需要再進行第二次置換手術。	4352	4569.6	21070	FBHHCCERA1S2	持續過度的活動行為，會有再度更換關節的可能性；患者需遵照醫師指示，重視後續的照顧與治療。患者並應該瞭解人工替換植入物不能完全取代一般正常的關節，當有過度的活動或外傷將可導致植入物的折斷或損傷；人工替換植入物有其使用年限，將來視其需要有再度更換的可能性。

1054	CERAMIC系列 ALUMINA C-TAPER HEAD AS:OSTEONICS 17-3205E	ALUMINA C-TAPER HEAD AS:OSTEONICS 17-3205E	1.因退化性關節炎、風濕性關節炎、創傷所致關節炎、或最後一級的缺血性壞死所造成的關節疼痛或功能喪失2.在臨床上關節固定術、或替代的重建技術未達到滿意的結果時。3.股骨近端骨折、骨頭流失，臨床上需要切短股骨高度之狀況4.失敗的股骨頭置換術、髖臼窩整型之重建手術。	無	醫療用高級陶瓷，人體相容性較佳協 陶瓷產品磨損顆粒少，且陶瓷為鈍性元素，較不易與人體起過敏反應協 延長人工關節使用壽命：磨損率可降到0.0005mm/年以下，非常堅硬耐磨，不易因磨損變形和骨溶解須再次手術	傳統塑膠耐磨材質，雖然有健保全額補助，但因為長期使用可能造成磨損及鬆脫，嚴重者需要再進行第二次置換手術。	4352	4569.6	21070	FBHHCCERA1S2	持續過度的活動行為，會有再度更換關節的可能性；患者需遵照醫師指示，重視後續的照顧與治療。患者並應該瞭解人工替換植入物不能完全取代一般正常的關節，當有過度的活動或外傷將可導致植入物的折斷或損傷；人工替換植入物有其使用年限，將來視其需要有再度更換的可能性。
1055	CERAMIC系列 ALUMINA C-TAPER HEAD AS:OSTEONICS 17-3600E	ALUMINA C-TAPER HEAD AS:OSTEONICS 17-3600E	1.因退化性關節炎、風濕性關節炎、創傷所致關節炎、或最後一級的缺血性壞死所造成的關節疼痛或功能喪失2.在臨床上關節固定術、或替代的重建技術未達到滿意的結果時。3.股骨近端骨折、骨頭流失，臨床上需要切短股骨高度之狀況4.失敗的股骨頭置換術、髖臼窩整型之重建手術。	無	醫療用高級陶瓷，人體相容性較佳協 陶瓷產品磨損顆粒少，且陶瓷為鈍性元素，較不易與人體起過敏反應協 延長人工關節使用壽命：磨損率可降到0.0006mm/年以下，非常堅硬耐磨，不易因磨損變形和骨溶解須再次手術	傳統塑膠耐磨材質，雖然有健保全額補助，但因為長期使用可能造成磨損及鬆脫，嚴重者需要再進行第二次置換手術。	4352	4569.6	21070	FBHHCCERA1S2	持續過度的活動行為，會有再度更換關節的可能性；患者需遵照醫師指示，重視後續的照顧與治療。患者並應該瞭解人工替換植入物不能完全取代一般正常的關節，當有過度的活動或外傷將可導致植入物的折斷或損傷；人工替換植入物有其使用年限，將來視其需要有再度更換的可能性。

1056	CERAMIC系列 ALUMINA C-TAPER HEAD AS:OSTEONICS 17-3605E	ALUMINA C-TAPER HEAD AS:OSTEONICS 17-3605E	1.因退化性關節炎、風濕性關節炎、創傷所致關節炎、或最後一級的缺血性壞死所造成的關節疼痛或功能喪失2.在臨床上關節固定術、或替代的重建技術未達到滿意的結果時。3.股骨近端骨折、骨頭流失，臨床上需要切短股骨高度之狀況4.失敗的股骨頭置換術、髖臼窩整型之重建手術。	無	醫療用高級陶瓷，人體相容性較佳協 陶瓷產品磨損顆粒少，且陶瓷為鈍性元素，較不易與人體起過敏反應協 延長人工關節使用壽命：磨損率可降到0.0007mm/年以下，非常堅硬耐磨，不易因磨損變形和骨溶解須再次手術	傳統塑膠耐磨材質，雖然有健保全額補助，但因為長期使用可能造成磨損及鬆脫，嚴重者需要再進行第二次置換手術。	4352	4569.6	21070	FBHHCCERA1S2	持續過度的活動行為，會有再度更換關節的可能性；患者需遵照醫師指示，重視後續的照顧與治療。患者並應該瞭解人工替換植入物不能完全取代一般正常的關節，當有過度的活動或外傷將可導致植入物的折斷或損傷；人工替換植入物有其使用年限，將來視其需要有再度更換的可能性。
1057	CERAMIC系列 0° ALUMINA INSERT AS:OSTEONICS 625-0T-28D	0° ALUMINA INSERT AS:OSTEONICS 625-0T-28D	1.因退化性關節炎、風濕性關節炎、創傷所致關節炎、或最後一級的缺血性壞死所造成的關節疼痛或功能喪失2.在臨床上關節固定術、或替代的重建技術未達到滿意的結果時。3.股骨近端骨折、骨頭流失，臨床上需要切短股骨高度之狀況4.失敗的股骨頭置換術、髖臼窩整型之重建手術。	無	醫療用高級陶瓷，人體相容性較佳協 陶瓷產品磨損顆粒少，且陶瓷為鈍性元素，較不易與人體起過敏反應協 延長人工關節使用壽命：磨損率可降到0.0008mm/年以下，非常堅硬耐磨，不易因磨損變形和骨溶解須再次手術	傳統塑膠耐磨材質，雖然有健保全額補助，但因為長期使用可能造成磨損及鬆脫，嚴重者需要再進行第二次置換手術。	4018	4218.9	34323	FBHLCCERA1S2	持續過度的活動行為，會有再度更換關節的可能性；患者需遵照醫師指示，重視後續的照顧與治療。患者並應該瞭解人工替換植入物不能完全取代一般正常的關節，當有過度的活動或外傷將可導致植入物的折斷或損傷；人工替換植入物有其使用年限，將來視其需要有再度更換的可能性。

1058	CERAMIC系列 0° ALUMINA INSERT AS:OSTEONICS 625-0T-32E	0° ALUMINA INSERT AS:OSTEONICS 625-0T-32E	1.因退化性關節炎、風濕性關節炎、創傷所致關節炎、或最後一級的缺血性壞死所造成的關節疼痛或功能喪失2.在臨床上關節固定術、或替代的重建技術未達到滿意的結果時。3.股骨近端骨折、骨頭流失，臨床上需要切短股骨高度之狀況4.失敗的股骨頭置換術、髖臼窩整型之重建手術。	無	醫療用高級陶瓷，人體相容性較佳協 陶瓷產品磨損顆粒少，且陶瓷為鈍性元素，較不易與人體起過敏反應協 延長人工關節使用壽命：磨損率可降到0.0009mm/年以下，非常堅硬耐磨，不易因磨損變形和骨溶解須再次手術	傳統塑膠耐磨材質，雖然有健保全額補助，但因為長期使用可能造成磨損及鬆脫，嚴重者需要再進行第二次置換手術。	4018	4218.9	34323	FBHLCCERA1S2	持續過度的活動行為，會有再度更換關節的可能性；患者需遵照醫師指示，重視後續的照顧與治療。患者並應該瞭解人工替換植人物不能完全取代一般正常的關節，當有過度的活動或外傷將可導致植入物的折斷或損傷；人工替換植入物有其使用年限，將來視其需要有再度更換的可能性。
1059	CERAMIC系列 0° ALUMINA INSERT AS:OSTEONICS 625-0T-32F	0° ALUMINA INSERT AS:OSTEONICS 625-0T-32F	1.因退化性關節炎、風濕性關節炎、創傷所致關節炎、或最後一級的缺血性壞死所造成的關節疼痛或功能喪失2.在臨床上關節固定術、或替代的重建技術未達到滿意的結果時。3.股骨近端骨折、骨頭流失，臨床上需要切短股骨高度之狀況4.失敗的股骨頭置換術、髖臼窩整型之重建手術。	無	醫療用高級陶瓷，人體相容性較佳協 陶瓷產品磨損顆粒少，且陶瓷為鈍性元素，較不易與人體起過敏反應協 延長人工關節使用壽命：磨損率可降到0.0010mm/年以下，非常堅硬耐磨，不易因磨損變形和骨溶解須再次手術	傳統塑膠耐磨材質，雖然有健保全額補助，但因為長期使用可能造成磨損及鬆脫，嚴重者需要再進行第二次置換手術。	4018	4218.9	34323	FBHLCCERA1S2	持續過度的活動行為，會有再度更換關節的可能性；患者需遵照醫師指示，重視後續的照顧與治療。患者並應該瞭解人工替換植人物不能完全取代一般正常的關節，當有過度的活動或外傷將可導致植入物的折斷或損傷；人工替換植入物有其使用年限，將來視其需要有再度更換的可能性。

1060	CERAMIC系列 0° ALUMINA INSERT AS:OSTEONICS 625-0T-36G	0° ALUMINA INSERT AS:OSTEONICS 625-0T-36G	1.因退化性關節炎、風濕性關節炎、創傷所致關節炎、或最後一級的缺血性壞死所造成的關節疼痛或功能喪失2.在臨床上關節固定術、或替代的重建技術未達到滿意的結果時。3.股骨近端骨折、骨頭流失，臨床上需要切短股骨高度之狀況4.失敗的股骨頭置換術、髖臼窩整型之重建手術。	無	醫療用高級陶瓷，人體相容性較佳協 陶瓷產品磨損顆粒少，且陶瓷為鈍性元素，較不易與人體起過敏反應協 延長人工關節使用壽命：磨損率可降到0.0011mm/年以下，非常堅硬耐磨，不易因磨損變形和骨溶解須再次手術	傳統塑膠耐磨材質，雖然有健保全額補助，但因為長期使用可能造成磨損及鬆脫，嚴重者需要再進行第二次置換手術。	4018	4218.9	34323	FBHLCC ERA1S2	持續過度的活動行為，會有再度更換關節的可能性；患者需遵照醫師指示，重視後續的照顧與治療。患者並應該瞭解人工替換植人物不能完全取代一般正常的關節，當有過度的活動或外傷將可導致植入物的折斷或損傷；人工替換植入物有其使用年限，將來視其需要有再度更換的可能性。
1061	CERAMIC系列 0° ALUMINA INSERT AS:OSTEONICS 625-0T-36H	0° ALUMINA INSERT AS:OSTEONICS 625-0T-36H	1.因退化性關節炎、風濕性關節炎、創傷所致關節炎、或最後一級的缺血性壞死所造成的關節疼痛或功能喪失2.在臨床上關節固定術、或替代的重建技術未達到滿意的結果時。3.股骨近端骨折、骨頭流失，臨床上需要切短股骨高度之狀況4.失敗的股骨頭置換術、髖臼窩整型之重建手術。	無	醫療用高級陶瓷，人體相容性較佳協 陶瓷產品磨損顆粒少，且陶瓷為鈍性元素，較不易與人體起過敏反應協 延長人工關節使用壽命：磨損率可降到0.0012mm/年以下，非常堅硬耐磨，不易因磨損變形和骨溶解須再次手術	傳統塑膠耐磨材質，雖然有健保全額補助，但因為長期使用可能造成磨損及鬆脫，嚴重者需要再進行第二次置換手術。	4018	4218.9	34323	FBHLCC ERA1S2	持續過度的活動行為，會有再度更換關節的可能性；患者需遵照醫師指示，重視後續的照顧與治療。患者並應該瞭解人工替換植人物不能完全取代一般正常的關節，當有過度的活動或外傷將可導致植入物的折斷或損傷；人工替換植入物有其使用年限，將來視其需要有再度更換的可能性。

1062	CERAMIC系列 0° ALUMINA INSERT AS:OSTEONICS 625-0T-36I	0° ALUMINA INSERT AS:OSTEONICS 625-0T-36I	1.因退化性關節炎、風濕性關節炎、創傷所致關節炎、或最後一級的缺血性壞死所造成的關節疼痛或功能喪失2.在臨床上關節固定術、或替代的重建技術未達到滿意的結果時。3.股骨近端骨折、骨頭流失，臨床上需要切短股骨高度之狀況4.失敗的股骨頭置換術、髖臼窩整型之重建手術。	無	醫療用高級陶瓷，人體相容性較佳協 陶瓷產品磨損顆粒少，且陶瓷為鈍性元素，較不易與人體起過敏反應協 延長人工關節使用壽命：磨損率可降到0.0013mm/年以下，非常堅硬耐磨，不易因磨損變形和骨溶解須再次手術	傳統塑膠耐磨材質，雖然有健保全額補助，但因為長期使用可能造成磨損及鬆脫，嚴重者需要再進行第二次置換手術。	4018	4218.9	34323	FBHLCCERA1S2	持續過度的活動行為，會有再度更換關節的可能性；患者需遵照醫師指示，重視後續的照顧與治療。患者並應該瞭解人工替換植入物不能完全取代一般正常的關節，當有過度的活動或外傷將可導致植入物的折斷或損傷；人工替換植入物有其使用年限，將來視其需要有再度更換的可能性。
1063	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 17.0D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 17.0D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1064	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 17.5D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 17.5D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1065	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 15.5D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 15.5D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1066	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 16.0D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 16.0D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1067	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 16.5D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 16.5D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無

1068	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 14.0D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 14.0D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1069	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 14.5D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 14.5D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1070	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 15.0D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 15.0D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1071	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 12.5D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 12.5D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1072	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 13.0D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 13.0D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1073	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 13.5D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 13.5D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1074	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 11.0D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 11.0D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1075	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 11.5D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 11.5D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無

1076	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 12.0D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 12.0D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1077	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 9.5D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 9.5D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1078	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 10.0D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 10.0D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1079	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 10.5D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 10.5D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1080	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 8.0D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 8.0D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1081	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 8.5D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 8.5D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1082	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 9.0D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 9.0D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1083	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 6.5D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 6.5D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無

1084	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 7.0D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 7.0D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1085	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 7.5D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 7.5D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1086	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 29.5D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 29.5D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1087	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 30.0D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 30.0D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1088	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 6.0D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 6.0D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1089	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 27.5D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 27.5D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1090	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 28.0D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 28.0D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1091	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 28.5D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 28.5D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無

1092	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 26.0D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 26.0D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1093	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 26.5D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 26.5D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1094	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 27.0D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 27.0D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1095	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 24.5D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 24.5D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1096	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 25.0D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 25.0D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1097	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 25.5D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 25.5D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1098	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 23.0D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 23.0D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1099	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 23.5D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 23.5D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無

1100	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 24.0D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 24.0D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1101	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 21.5D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 21.5D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1102	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 22.0D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 22.0D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1103	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 22.5D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 22.5D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1104	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 20.0D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 20.0D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1105	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 20.5D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 20.5D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1106	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 21.0D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 21.0D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1107	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 18.5D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 18.5D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無

1108	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 19.0D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 19.0D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1109	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 19.5D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 19.5D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1110	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 17.0D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 17.0D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1111	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 17.5D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 17.5D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1112	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 18.0D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 18.0D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1113	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 15.5D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 15.5D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1114	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 16.0D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 16.0D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1115	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 16.5D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 16.5D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無

1116	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 14.0D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 14.0D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1117	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 14.5D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 14.5D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1118	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 15.0D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 15.0D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1119	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 12.5D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 12.5D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1120	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 13.0D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 13.0D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1121	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 13.5D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 13.5D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1122	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 11.0D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 11.0D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1123	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 11.5D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 11.5D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無

1124	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 12.0D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 12.0D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1125	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 9.5D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 9.5D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1126	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 10.0D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 10.0D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1127	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 10.5D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 10.5D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1128	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 8.0D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 8.0D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1129	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 8.5D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 8.5D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1130	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 9.0D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 9.0D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1131	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 6.5D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 6.5D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無

1132	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 7.0D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 7.0D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1133	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 7.5D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 7.5D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1134	添視明單片型多焦點人工水晶體 28.0D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 28.0D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNMULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1135	添視明單片型多焦點人工水晶體 29.0D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 29.0D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNMULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1136	添視明單片型多焦點人工水晶體 30.0D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 30.0D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNMULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1137	添視明單片型多焦點人工水晶體 25.0D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 25.0D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNMULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1138	添視明單片型多焦點人工水晶體 25.5D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 25.5D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNMULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1139	添視明單片型多焦點人工水晶體 26.0D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 26.0D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNMULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1140	添視明單片型多焦點人工水晶體 26.5D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 26.5D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNMULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1141	添視明單片型多焦點人工水晶體 27.0D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 27.0D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNMULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1142	添視明單片型多焦點人工水晶體 22.5D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 22.5D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNMULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"

1143	添視明單片型多焦點人工水晶體 23.0D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 23.0D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1144	添視明單片型多焦點人工水晶體 23.5D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 23.5D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1145	添視明單片型多焦點人工水晶體 24.0D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 24.0D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1146	添視明單片型多焦點人工水晶體 24.5D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 24.5D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1147	添視明單片型多焦點人工水晶體 20.0D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 20.0D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1148	添視明單片型多焦點人工水晶體 20.5D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 20.5D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1149	添視明單片型多焦點人工水晶體 21.0D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 21.0D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1150	添視明單片型多焦點人工水晶體 21.5D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 21.5D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1151	添視明單片型多焦點人工水晶體 22.0D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 22.0D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1152	添視明單片型多焦點人工水晶體 17.5D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 17.5D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1153	添視明單片型多焦點人工水晶體 18.0D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 18.0D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1154	添視明單片型多焦點人工水晶體 18.5D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 18.5D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"

1155	添視明單片型多焦點人工水晶體 19.0D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 19.0D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1156	添視明單片型多焦點人工水晶體 19.5D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 19.5D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1157	添視明單片型多焦點人工水晶體 15.0D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 15.0D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1158	添視明單片型多焦點人工水晶體 15.5D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 15.5D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1159	添視明單片型多焦點人工水晶體 16.0D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 16.0D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1160	添視明單片型多焦點人工水晶體 16.5D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 16.5D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1161	添視明單片型多焦點人工水晶體 17.0D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 17.0D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1162	添視明單片型多焦點人工水晶體 12.5D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 12.5D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1163	添視明單片型多焦點人工水晶體 13.0D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 13.0D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1164	添視明單片型多焦點人工水晶體 13.5D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 13.5D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1165	添視明單片型多焦點人工水晶體 14.0D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 14.0D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1166	添視明單片型多焦點人工水晶體 14.5D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 14.5D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"

1167	添視明單片型多焦點人工水晶體 10.0D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 10.0D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1168	添視明單片型多焦點人工水晶體 10.5D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 10.5D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1169	添視明單片型多焦點人工水晶體 11.0D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 11.0D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1170	添視明單片型多焦點人工水晶體 11.5D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 11.5D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1171	添視明單片型多焦點人工水晶體 12.0D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 12.0D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1172	添視明單片型多焦點人工水晶體 7.5D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 7.5D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1173	添視明單片型多焦點人工水晶體 8.0D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 8.0D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1174	添視明單片型多焦點人工水晶體 8.5D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 8.5D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1175	添視明單片型多焦點人工水晶體 9.0D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 9.0D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1176	添視明單片型多焦點人工水晶體 9.5D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 9.5D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1177	添視明單片型多焦點人工水晶體 5.0D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 5.0D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1178	添視明單片型多焦點人工水晶體 5.5D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 5.5D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNM ULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"

1179	添視明單片型多焦點人工水晶體 6.0D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 6.0D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNMULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1180	添視明單片型多焦點人工水晶體 6.5D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 6.5D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNMULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1181	添視明單片型多焦點人工水晶體 7.0D AS：AMO ZMB00	TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR LENS 7.0D AS：AMO ZMB00	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠、近視力無法有效提升對比度及改善老花度數"	"短期間內,僅有少數人(小於5%),則可能會在晚上有輕微光暈等狀況"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	"可增加可視距離(同時提供遠,中,近距離視力,減少術後仍需使用老花眼鏡),改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點"	2744	2881.2	58119	FALSNMULT3A2	"病患若患有青光眼,視網膜特殊疾病,應審慎評估選擇"
1182	添視明單片型折疊式人工水晶體 27.0D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 27.0D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體 .它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSNWAVE4A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1183	添視明單片型折疊式人工水晶體 27.5D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 27.5D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體 .它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSNWAVE4A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1184	添視明單片型折疊式人工水晶體 28.0D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 28.0D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體 .它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSNWAVE4A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1185	添視明單片型折疊式人工水晶體 28.5D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 28.5D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體 .它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSNWAVE4A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1186	添視明單片型折疊式人工水晶體 29.5D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 29.5D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體 .它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSNWAVE4A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1187	添視明單片型折疊式人工水晶體 30.0D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 30.0D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體 .它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSNWAVE4A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1188	添視明單片型折疊式人工水晶體 23.5D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 23.5D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體 .它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSNWAVE4A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1189	添視明單片型折疊式人工水晶體 24.0D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 24.0D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體 .它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSNWAVE4A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1190	添視明單片型折疊式人工水晶體 24.5D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 24.5D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體 .它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSNWAVE4A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇

1191	添視明單片型折疊式人工水晶體 25.0D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 25.0D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1192	添視明單片型折疊式人工水晶體 26.0D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 26.0D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1193	添視明單片型折疊式人工水晶體 26.5D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 26.5D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1194	添視明單片型折疊式人工水晶體 20.0D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 20.0D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1195	添視明單片型折疊式人工水晶體 20.5D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 20.5D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1196	添視明單片型折疊式人工水晶體 21.0D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 21.0D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1197	添視明單片型折疊式人工水晶體 21.5D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 21.5D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1198	添視明單片型折疊式人工水晶體 22.5D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 22.5D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1199	添視明單片型折疊式人工水晶體 23.0D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 23.0D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1200	添視明單片型折疊式人工水晶體 16.5D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 16.5D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1201	添視明單片型折疊式人工水晶體 17.0D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 17.0D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1202	添視明單片型折疊式人工水晶體 17.5D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 17.5D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇

1203	添視明單片型折疊式人工水晶體 18.0D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 18.0D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1204	添視明單片型折疊式人工水晶體 19.0D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 19.0D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1205	添視明單片型折疊式人工水晶體 19.5D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 19.5D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1206	添視明單片型折疊式人工水晶體 13.0D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 13.0D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1207	添視明單片型折疊式人工水晶體 13.5D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 13.5D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1208	添視明單片型折疊式人工水晶體 14.0D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 14.0D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1209	添視明單片型折疊式人工水晶體 14.5D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 14.5D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1210	添視明單片型折疊式人工水晶體 15.5D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 15.5D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1211	添視明單片型折疊式人工水晶體 16.0D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 16.0D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1212	添視明單片型折疊式人工水晶體 9.5D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 9.5D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1213	添視明單片型折疊式人工水晶體 10.0D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 10.0D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1214	添視明單片型折疊式人工水晶體 10.5D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 10.5D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇

1215	添視明單片型折疊式人工水晶體 11.0D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 11.0D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1216	添視明單片型折疊式人工水晶體 12.0D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 12.0D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1217	添視明單片型折疊式人工水晶體 12.5D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 12.5D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1218	添視明單片型折疊式人工水晶體 6.0D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 6.0D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1219	添視明單片型折疊式人工水晶體 6.50D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 6.50D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1220	添視明單片型折疊式人工水晶體 7.0D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 7.0D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1221	添視明單片型折疊式人工水晶體 7.5D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 7.5D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1222	添視明單片型折疊式人工水晶體 8.5D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 8.5D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1223	添視明單片型折疊式人工水晶體 9.0D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 9.0D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSN WAVE4 A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1224	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 29.5D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 29.5D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1225	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 30.0D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 30.0D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1226	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 28.0D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 28.0D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無

1227	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 28.5D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 28.5D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1228	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 29.0D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 29.0D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1229	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 26.5D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 26.5D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1230	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 27.0D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 27.0D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1231	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 27.5D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 27.5D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1232	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 25.0D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 25.0D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1233	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 25.5D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 25.5D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1234	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 26.0D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 26.0D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1235	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 23.5D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 23.5D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1236	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 24.0D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 24.0D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1237	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 24.5D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 24.5D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1238	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 22.0D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 22.0D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無

1239	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 22.5D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 22.5D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1240	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 23.0D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 23.0D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1241	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 20.5D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 20.5D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1242	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 21.0D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 21.0D AS:ALCON SN6AD1	矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1243	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 21.5D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 21.5D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1244	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 19.0D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 19.0D AS:ALCON SN6AD1	矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1245	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 19.5D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 19.5D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1246	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 20.0D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 20.0D AS:ALCON SN6AD1	矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1247	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 17.5D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 17.5D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1248	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 18.0D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 18.0D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1249	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 18.5D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 18.5D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1250	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 16.0D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 16.0D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無

1251	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 16.5D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 16.5D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1252	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 17.0D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 17.0D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1253	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 14.5D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 14.5D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1254	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 15.0D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 15.0D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1255	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 15.5D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 15.5D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1256	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 13.0D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 13.0D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1257	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 13.5D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 13.5D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1258	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 14.0D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 14.0D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1259	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 11.5D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 11.5D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1260	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 12.0D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 12.0D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1261	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 12.5D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 12.5D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1262	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 10.0D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 10.0D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無

1263	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 10.5D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 10.5D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1264	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 11.0D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 11.0D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1265	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 8.5D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 8.5D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1266	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 9.0D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 9.0D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1267	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 9.5D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 9.5D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1268	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 7.0D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 7.0D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1269	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 7.5D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 7.5D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1270	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 8.0D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 8.0D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1271	可舒視明軟式單片型人工水晶體 30.0D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS30.0D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1272	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 6.0D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 6.0D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1273	智慧型非球面多焦點單片型人工水晶體 6.5D AS:ALCON SN6AD1	ACRYSOF IQ RESTOR INTRAOCULAR LENSES 6.5D AS:ALCON SN6AD1	用於矯正無晶體患者視力，以及矯正因白內障移除水晶體之成人視力，不其是否有老花，只要患者希望能減.低遠、中、近距離視力時對眼鏡的依賴	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正	2744	2881.2	57119	FALSNM ULT2A1	無
1274	可舒視明軟式單片型人工水晶體 28.5D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS28.5D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無

1275	可舒視明軟式單片型人工水晶體 29.0D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS29.0D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1276	可舒視明軟式單片型人工水晶體 29.5D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS29.5D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1277	可舒視明軟式單片型人工水晶體 27.0D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS27.0D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1278	可舒視明軟式單片型人工水晶體 27.5D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS27.5D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1279	可舒視明軟式單片型人工水晶體 28.0D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS28.0D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1280	可舒視明軟式單片型人工水晶體 25.5D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS25.5D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1281	可舒視明軟式單片型人工水晶體 26.0D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS26.0D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1282	可舒視明軟式單片型人工水晶體 26.5D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS26.5D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1283	可舒視明軟式單片型人工水晶體 24.0D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS24.0D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1284	可舒視明軟式單片型人工水晶體 24.5D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS24.5D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1285	可舒視明軟式單片型人工水晶體 25.0D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS25.0D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1286	可舒視明軟式單片型人工水晶體 22.5D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS22.5D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無

1287	可舒視明軟式單片型人工水晶體 23.0D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS23.0D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1288	可舒視明軟式單片型人工水晶體 23.5D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS23.5D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1289	可舒視明軟式單片型人工水晶體 21.0D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS21.0D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1290	可舒視明軟式單片型人工水晶體 21.5D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS21.5D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1291	可舒視明軟式單片型人工水晶體 22.0D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS22.0D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1292	可舒視明軟式單片型人工水晶體 19.5D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS19.5D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1293	可舒視明軟式單片型人工水晶體 20.0D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS20.0D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1294	可舒視明軟式單片型人工水晶體 20.5D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS20.5D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1295	可舒視明軟式單片型人工水晶體 18.0D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS18.0D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1296	可舒視明軟式單片型人工水晶體 18.5D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS18.5D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1297	可舒視明軟式單片型人工水晶體 19.0D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS19.0D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1298	可舒視明軟式單片型人工水晶體 16.5D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS16.5D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無

1299	可舒視明軟式單片型人工水晶體 17.0D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS17.0D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1300	可舒視明軟式單片型人工水晶體 17.5D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS17.5D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1301	可舒視明軟式單片型人工水晶體 15.0D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS15.0D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1302	可舒視明軟式單片型人工水晶體 15.5D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS15.5D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1303	可舒視明軟式單片型人工水晶體 16.0D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS16.0D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1304	可舒視明軟式單片型人工水晶體 13.5D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS13.5D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1305	可舒視明軟式單片型人工水晶體 14.0D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS14.0D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1306	可舒視明軟式單片型人工水晶體 14.5D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS14.5D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1307	可舒視明軟式單片型人工水晶體 12.0D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS12.0D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1308	可舒視明軟式單片型人工水晶體 12.5D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS12.5D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1309	可舒視明軟式單片型人工水晶體 13.0D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS13.0D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1310	可舒視明軟式單片型人工水晶體 10.5D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS10.5D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無

1311	可舒視明軟式單片型人工水晶體 11.0D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS11.0D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1312	可舒視明軟式單片型人工水晶體 11.5D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS11.5D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1313	可舒視明軟式單片型人工水晶體 9.0D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS9.0D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1314	可舒視明軟式單片型人工水晶體 9.5D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS 9.5D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1315	可舒視明軟式單片型人工水晶體 10.0D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS10.0D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1316	可舒視明軟式單片型人工水晶體 7.5D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS 7.5D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1317	可舒視明軟式單片型人工水晶體 8.0D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS8.0D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1318	可舒視明軟式單片型人工水晶體 8.5D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS 8.5D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1319	可舒視明軟式單片型人工水晶體 6.0D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS6.0D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1320	可舒視明軟式單片型人工水晶體 6.5D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS 6.5D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1321	可舒視明軟式單片型人工水晶體 7.0D AS:ALCON SN60WF	ACRYSOF IQ SINGLE-PIECE INTRAOCULAR LENS7.0D AS:ALCON SN60WF	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光	2744	2881.2	27619	FALSN WAVE1 A1	無
1322	可舒視然單片型摺疊式人工水晶體 AS:ALCON SN60AT	ACRYSOF SINGLE PIECE NATURAL AS:ALCON SN60AT	用於無晶體成人患者，在囊外晶體摘除術或.超音波晶體乳化術後取代摘除之晶體以矯正視力；濾藍光的設計可過濾高能量藍光，保護視網膜。	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.可濾部分藍光	2744	2881.2	12119	FALSNN ATU1A1	無

1323	添視明人工水晶體 如:AMO ZA9003	TECNIS INTRAOCULAR LENSES AS:AMO ZA9003	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度"	無特殊不良反應	光學邊緣採用「防眩圓方邊」，可有效降低光學邊緣折射的干擾，並預防二次白內障的發生率	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	24119	FALSN WAVE2 A2	病患若患有復發型重度眼前節或後節發炎或葡萄膜炎，應審慎評估選擇
1324	史卓塔腦脊髓液可調式壓力閥 STRATA BURR HOLE VALVE AS:MEDTRONIC 42836	STRATA BURR HOLE VALVE AS:MEDTRONIC 42836	非侵入的方式，以符合病患在水腦症控制上不同的需求。	目前無臨床或研究顯示其副作用。	非侵入的方式，以符合病患在水腦症控制上不同的需求。	無健保已給付項目	7127	7483.35	70017	CDVPB4 2836M4	無
1325	史卓塔腦脊髓液可調式壓力閥 STRATA NSC BURR HOLE VALVE AS:MEDTRONIC 42335	STRATA NSC BURR HOLE VALVE AS:MEDTRONIC 42335	非侵入的方式，以符合病患在水腦症控制上不同的需求。	目前無臨床或研究顯示其副作用。	非侵入的方式，以符合病患在水腦症控制上不同的需求。	無健保已給付項目	7127	7483.35	64017	CDVPB4 2335M4	無
1326	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 7X80MMX80CM AS:INVATEC SBI07008008P	ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 7X80MMX80CM AS:INVATEC SBI07008008P	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	使用IN.PACT Admiral球囊導管時，相關的併發症與經皮腔內血管成形術有關的併發症類似。可能的併發症包括但不限於與穿刺、擴張及血管造影相關之併發症。	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	目前無健保給付品	28773	30211.65	44789	CBC04A PDCBM4	IN.PACT Admiral周邊球囊導管禁止用於冠狀動脈、升上主動脈和腦血管動脈。不能以導線穿越的病灶、不得用於懷孕和哺乳期婦女、或已知對紫杉醇過敏或極度敏感之患者。
1327	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 7X80MMX130CM AS:INVATEC SBI07008013P	ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 7X80MMX130CM AS:INVATEC SBI07008013P	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	使用IN.PACT Admiral球囊導管時，相關的併發症與經皮腔內血管成形術有關的併發症類似。可能的併發症包括但不限於與穿刺、擴張及血管造影相關之併發症。	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	目前無健保給付品	28773	30211.65	44789	CBC04A PDCBM4	IN.PACT Admiral周邊球囊導管禁止用於冠狀動脈、升上主動脈和腦血管動脈。不能以導線穿越的病灶、不得用於懷孕和哺乳期婦女、或已知對紫杉醇過敏或極度敏感之患者。
1328	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 7X60MMX130CM AS:INVATEC SBI07006013P	ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 7X60MMX130CM AS:INVATEC SBI07006013P	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	使用IN.PACT Admiral球囊導管時，相關的併發症與經皮腔內血管成形術有關的併發症類似。可能的併發症包括但不限於與穿刺、擴張及血管造影相關之併發症。	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	目前無健保給付品	28773	30211.65	44789	CBC04A PDCBM4	IN.PACT Admiral周邊球囊導管禁止用於冠狀動脈、升上主動脈和腦血管動脈。不能以導線穿越的病灶、不得用於懷孕和哺乳期婦女、或已知對紫杉醇過敏或極度敏感之患者。

1329	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 7X40MMX130CM AS:INVATEC SBI07004013P	ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 7X40MMX130CM AS:INVATEC SBI07004013P	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	使用IN.PACT Admiral球囊導管時，相關的併發症與經皮腔內血管成形術有關的併發症類似。可能的併發症包括但不限於與穿刺、擴張及血管造影相關之併發症。	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	目前無健保給付品	28773	30211.65	44789	CBC04A PDCBM4	IN.PACT Admiral周邊球囊導管禁止用於冠狀動脈、升上主動脈和腦血管動脈。不能以導線穿越的病灶、不得用於懷孕和哺乳期婦女、或已知對紫杉醇過敏或極度敏感之患者。
1330	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 7X60MMX80CM AS:INVATEC SBI07006008P	ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 7X60MMX80CM AS:INVATEC SBI07006008P	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	使用IN.PACT Admiral球囊導管時，相關的併發症與經皮腔內血管成形術有關的併發症類似。可能的併發症包括但不限於與穿刺、擴張及血管造影相關之併發症。	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	目前無健保給付品	28773	30211.65	44789	CBC04A PDCBM4	IN.PACT Admiral周邊球囊導管禁止用於冠狀動脈、升上主動脈和腦血管動脈。不能以導線穿越的病灶、不得用於懷孕和哺乳期婦女、或已知對紫杉醇過敏或極度敏感之患者。
1331	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 7X40MMX80CM AS:INVATEC SBI07004008P	ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 7X40MMX80CM AS:INVATEC SBI07004008P	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	使用IN.PACT Admiral球囊導管時，相關的併發症與經皮腔內血管成形術有關的併發症類似。可能的併發症包括但不限於與穿刺、擴張及血管造影相關之併發症。	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	目前無健保給付品	28773	30211.65	44789	CBC04A PDCBM4	IN.PACT Admiral周邊球囊導管禁止用於冠狀動脈、升上主動脈和腦血管動脈。不能以導線穿越的病灶、不得用於懷孕和哺乳期婦女、或已知對紫杉醇過敏或極度敏感之患者。
1332	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 6X120MMX80CM AS:INVATEC SBI06012008P	ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 6X120MMX80CM AS:INVATEC SBI06012008P	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	使用IN.PACT Admiral球囊導管時，相關的併發症與經皮腔內血管成形術有關的併發症類似。可能的併發症包括但不限於與穿刺、擴張及血管造影相關之併發症。	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	目前無健保給付品	28773	30211.65	44789	CBC04A PDCBM4	IN.PACT Admiral周邊球囊導管禁止用於冠狀動脈、升上主動脈和腦血管動脈。不能以導線穿越的病灶、不得用於懷孕和哺乳期婦女、或已知對紫杉醇過敏或極度敏感之患者。

1333	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 6X120MMX130CM AS:INVATEC SBI06012013P	ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 6X120MMX130CM AS:INVATEC SBI06012013P	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	使用IN.PACT Admiral球囊導管時，相關的併發症與經皮腔內血管成形術有關的併發症類似。可能的併發症包括但不限於與穿刺、擴張及血管造影相關之併發症。	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	目前無健保給付品	28773	30211.65	44789	CBC04A PDCBM4	IN.PACT Admiral周邊球囊導管禁止用於冠狀動脈、升上主動脈和腦血管動脈。不能以導線穿越的病灶、不得用於懷孕和哺乳期婦女、或已知對紫杉醇過敏或極度敏感之患者。
1334	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 6X80MMX130CM AS:INVATEC SBI06008013P	ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 6X80MMX130CM AS:INVATEC SBI06008013P	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	使用IN.PACT Admiral球囊導管時，相關的併發症與經皮腔內血管成形術有關的併發症類似。可能的併發症包括但不限於與穿刺、擴張及血管造影相關之併發症。	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	目前無健保給付品	28773	30211.65	44789	CBC04A PDCBM4	IN.PACT Admiral周邊球囊導管禁止用於冠狀動脈、升上主動脈和腦血管動脈。不能以導線穿越的病灶、不得用於懷孕和哺乳期婦女、或已知對紫杉醇過敏或極度敏感之患者。
1335	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 6X60MMX130CM AS:INVATEC SBI06006013P	ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 6X60MMX130CM AS:INVATEC SBI06006013P	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	使用IN.PACT Admiral球囊導管時，相關的併發症與經皮腔內血管成形術有關的併發症類似。可能的併發症包括但不限於與穿刺、擴張及血管造影相關之併發症。	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	目前無健保給付品	28773	30211.65	44789	CBC04A PDCBM4	IN.PACT Admiral周邊球囊導管禁止用於冠狀動脈、升上主動脈和腦血管動脈。不能以導線穿越的病灶、不得用於懷孕和哺乳期婦女、或已知對紫杉醇過敏或極度敏感之患者。
1336	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 6X80MMX80CM AS:INVATEC SBI06008008P	ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 6X80MMX80CM AS:INVATEC SBI06008008P	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	使用IN.PACT Admiral球囊導管時，相關的併發症與經皮腔內血管成形術有關的併發症類似。可能的併發症包括但不限於與穿刺、擴張及血管造影相關之併發症。	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	目前無健保給付品	28773	30211.65	44789	CBC04A PDCBM4	IN.PACT Admiral周邊球囊導管禁止用於冠狀動脈、升上主動脈和腦血管動脈。不能以導線穿越的病灶、不得用於懷孕和哺乳期婦女、或已知對紫杉醇過敏或極度敏感之患者。

1337	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 6X60MMX80CM AS:INVATEC SBI06006008P	ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 6X60MMX80CM AS:INVATEC SBI06006008P	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	使用IN.PACT Admiral球囊導管時，相關的併發症與經皮腔內血管成形術有關的併發症類似。可能的併發症包括但不限於與穿刺、擴張及血管造影相關之併發症。	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	目前無健保給付品	28773	30211.65	44789	CBC04A PDCBM4	IN.PACT Admiral周邊球囊導管禁止用於冠狀動脈、升上主動脈和腦血管動脈。不能以導線穿越的病灶、不得用於懷孕和哺乳期婦女、或已知對紫杉醇過敏或極度敏感之患者。
1338	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 6X40MMX80CM AS:INVATEC SBI06004008P	ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 6X40MMX80CM AS:INVATEC SBI06004008P	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	使用IN.PACT Admiral球囊導管時，相關的併發症與經皮腔內血管成形術有關的併發症類似。可能的併發症包括但不限於與穿刺、擴張及血管造影相關之併發症。	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	目前無健保給付品	28773	30211.65	44789	CBC04A PDCBM4	IN.PACT Admiral周邊球囊導管禁止用於冠狀動脈、升上主動脈和腦血管動脈。不能以導線穿越的病灶、不得用於懷孕和哺乳期婦女、或已知對紫杉醇過敏或極度敏感之患者。
1339	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 6X40MMX130CM AS:INVATEC SBI06004013P	ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 6X40MMX130CM AS:INVATEC SBI06004013P	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	使用IN.PACT Admiral球囊導管時，相關的併發症與經皮腔內血管成形術有關的併發症類似。可能的併發症包括但不限於與穿刺、擴張及血管造影相關之併發症。	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	目前無健保給付品	28773	30211.65	44789	CBC04A PDCBM4	IN.PACT Admiral周邊球囊導管禁止用於冠狀動脈、升上主動脈和腦血管動脈。不能以導線穿越的病灶、不得用於懷孕和哺乳期婦女、或已知對紫杉醇過敏或極度敏感之患者。
1340	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 5X120MMX130CM AS:INVATEC SBI05012013P	ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 5X120MMX130CM AS:INVATEC SBI05012013P	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	使用IN.PACT Admiral球囊導管時，相關的併發症與經皮腔內血管成形術有關的併發症類似。可能的併發症包括但不限於與穿刺、擴張及血管造影相關之併發症。	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	目前無健保給付品	28773	30211.65	44789	CBC04A PDCBM4	IN.PACT Admiral周邊球囊導管禁止用於冠狀動脈、升上主動脈和腦血管動脈。不能以導線穿越的病灶、不得用於懷孕和哺乳期婦女、或已知對紫杉醇過敏或極度敏感之患者。

1341	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 5X80MMX130CM AS:INVATEC SBI05008013P	ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 5X80MMX130CM AS:INVATEC SBI05008013P	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	使用IN.PACT Admiral球囊導管時，相關的併發症與經皮腔內血管成形術有關的併發症類似。可能的併發症包括但不限於與穿刺、擴張及血管造影相關之併發症。	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	目前無健保給付品	28773	30211.65	44789	CBC04A PDCBM4	IN.PACT Admiral周邊球囊導管禁止用於冠狀動脈、升上主動脈和腦血管動脈。不能以導線穿越的病灶、不得用於懷孕和哺乳期婦女、或已知對紫杉醇過敏或極度敏感之患者。
1342	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 5X120MMX80CM AS:INVATEC SBI05012008P	ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 5X120MMX80CM AS:INVATEC SBI05012008P	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	使用IN.PACT Admiral球囊導管時，相關的併發症與經皮腔內血管成形術有關的併發症類似。可能的併發症包括但不限於與穿刺、擴張及血管造影相關之併發症。	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	目前無健保給付品	28773	30211.65	44789	CBC04A PDCBM4	IN.PACT Admiral周邊球囊導管禁止用於冠狀動脈、升上主動脈和腦血管動脈。不能以導線穿越的病灶、不得用於懷孕和哺乳期婦女、或已知對紫杉醇過敏或極度敏感之患者。
1343	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 5X80MMX80CM AS:INVATEC SBI05008008P	ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 5X80MMX80CM AS:INVATEC SBI05008008P	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	使用IN.PACT Admiral球囊導管時，相關的併發症與經皮腔內血管成形術有關的併發症類似。可能的併發症包括但不限於與穿刺、擴張及血管造影相關之併發症。	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	目前無健保給付品	28773	30211.65	44789	CBC04A PDCBM4	IN.PACT Admiral周邊球囊導管禁止用於冠狀動脈、升上主動脈和腦血管動脈。不能以導線穿越的病灶、不得用於懷孕和哺乳期婦女、或已知對紫杉醇過敏或極度敏感之患者。
1344	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 5X60MMX80CM AS:INVATEC SBI05006008P	ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 5X60MMX80CM AS:INVATEC SBI05006008P	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	使用IN.PACT Admiral球囊導管時，相關的併發症與經皮腔內血管成形術有關的併發症類似。可能的併發症包括但不限於與穿刺、擴張及血管造影相關之併發症。	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	目前無健保給付品	28773	30211.65	44789	CBC04A PDCBM4	IN.PACT Admiral周邊球囊導管禁止用於冠狀動脈、升上主動脈和腦血管動脈。不能以導線穿越的病灶、不得用於懷孕和哺乳期婦女、或已知對紫杉醇過敏或極度敏感之患者。

1345	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 5X60MMX130CM AS:INVATEC SBI05006013P	ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 5X60MMX130CM AS:INVATEC SBI05006013P	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	使用IN.PACT Admiral球囊導管時，相關的併發症與經皮腔內血管成形術有關的併發症類似。可能的併發症包括但不限於與穿刺、擴張及血管造影相關之併發症。	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	目前無健保給付品	28773	30211.65	44789	CBC04A PDCBM4	IN.PACT Admiral周邊球囊導管禁止用於冠狀動脈、升上主動脈和腦血管動脈。不能以導線穿越的病灶、不得用於懷孕和哺乳期婦女、或已知對紫杉醇過敏或極度敏感之患者。
1346	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 5X40MMX130CM AS:INVATEC SBI05004013P	ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 5X40MMX130CM AS:INVATEC SBI05004013P	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	使用IN.PACT Admiral球囊導管時，相關的併發症與經皮腔內血管成形術有關的併發症類似。可能的併發症包括但不限於與穿刺、擴張及血管造影相關之併發症。	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	目前無健保給付品	28773	30211.65	44789	CBC04A PDCBM4	IN.PACT Admiral周邊球囊導管禁止用於冠狀動脈、升上主動脈和腦血管動脈。不能以導線穿越的病灶、不得用於懷孕和哺乳期婦女、或已知對紫杉醇過敏或極度敏感之患者。
1347	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 4X120MMX130CM AS:INVATEC SBI04012013P	ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 4X120MMX130CM AS:INVATEC SBI04012013P	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	使用IN.PACT Admiral球囊導管時，相關的併發症與經皮腔內血管成形術有關的併發症類似。可能的併發症包括但不限於與穿刺、擴張及血管造影相關之併發症。	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	目前無健保給付品	28773	30211.65	44789	CBC04A PDCBM4	IN.PACT Admiral周邊球囊導管禁止用於冠狀動脈、升上主動脈和腦血管動脈。不能以導線穿越的病灶、不得用於懷孕和哺乳期婦女、或已知對紫杉醇過敏或極度敏感之患者。
1348	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 5X40MMX80CM AS:INVATEC SBI05004008P	ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 5X40MMX80CM AS:INVATEC SBI05004008P	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	使用IN.PACT Admiral球囊導管時，相關的併發症與經皮腔內血管成形術有關的併發症類似。可能的併發症包括但不限於與穿刺、擴張及血管造影相關之併發症。	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	目前無健保給付品	28773	30211.65	44789	CBC04A PDCBM4	IN.PACT Admiral周邊球囊導管禁止用於冠狀動脈、升上主動脈和腦血管動脈。不能以導線穿越的病灶、不得用於懷孕和哺乳期婦女、或已知對紫杉醇過敏或極度敏感之患者。

1349	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 4X120MMX80CM AS:INVATEC SBI04012008P	ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 4X120MMX80CM AS:INVATEC SBI04012008P	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	使用IN.PACT Admiral球囊導管時，相關的併發症與經皮腔內血管成形術有關的併發症類似。可能的併發症包括但不限於與穿刺、擴張及血管造影相關之併發症。	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	目前無健保給付品	28773	30211.65	44789	CBC04A PDCBM4	IN.PACT Admiral周邊球囊導管禁止用於冠狀動脈、升上主動脈和腦血管動脈。不能以導線穿越的病灶、不得用於懷孕和哺乳期婦女、或已知對紫杉醇過敏或極度敏感之患者。
1350	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 4X80MMX80CM AS:INVATEC SBI04008008P	ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 4X80MMX80CM AS:INVATEC SBI04008008P	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	使用IN.PACT Admiral球囊導管時，相關的併發症與經皮腔內血管成形術有關的併發症類似。可能的併發症包括但不限於與穿刺、擴張及血管造影相關之併發症。	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	目前無健保給付品	28773	30211.65	44789	CBC04A PDCBM4	IN.PACT Admiral周邊球囊導管禁止用於冠狀動脈、升上主動脈和腦血管動脈。不能以導線穿越的病灶、不得用於懷孕和哺乳期婦女、或已知對紫杉醇過敏或極度敏感之患者。
1351	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 4X80MMX130CM AS:INVATEC SBI04008013P	ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 4X80MMX130CM AS:INVATEC SBI04008013P	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	使用IN.PACT Admiral球囊導管時，相關的併發症與經皮腔內血管成形術有關的併發症類似。可能的併發症包括但不限於與穿刺、擴張及血管造影相關之併發症。	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	目前無健保給付品	28773	30211.65	44789	CBC04A PDCBM4	IN.PACT Admiral周邊球囊導管禁止用於冠狀動脈、升上主動脈和腦血管動脈。不能以導線穿越的病灶、不得用於懷孕和哺乳期婦女、或已知對紫杉醇過敏或極度敏感之患者。
1352	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 4X60MMX130CM AS:INVATEC SBI04006013P	ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 4X60MMX130CM AS:INVATEC SBI04006013P	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	使用IN.PACT Admiral球囊導管時，相關的併發症與經皮腔內血管成形術有關的併發症類似。可能的併發症包括但不限於與穿刺、擴張及血管造影相關之併發症。	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	目前無健保給付品	28773	30211.65	44789	CBC04A PDCBM4	IN.PACT Admiral周邊球囊導管禁止用於冠狀動脈、升上主動脈和腦血管動脈。不能以導線穿越的病灶、不得用於懷孕和哺乳期婦女、或已知對紫杉醇過敏或極度敏感之患者。

1353	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 4X40MMX130CM AS:INVATEC SBI04004013P	ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 4X40MMX130CM AS:INVATEC SBI04004013P	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	使用IN.PACT Admiral球囊導管時，相關的併發症與經皮腔內血管成形術有關的併發症類似。可能的併發症包括但不限於與穿刺、擴張及血管造影相關之併發症。	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	目前無健保給付品	28773	30211.65	44789	CBC04A PDCBM4	IN.PACT Admiral周邊球囊導管禁止用於冠狀動脈、升上主動脈和腦血管動脈。不能以導線穿越的病灶、不得用於懷孕和哺乳期婦女、或已知對紫杉醇過敏或極度敏感之患者。
1354	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 4X60MMX80CM AS:INVATEC SBI04006008P	ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 4X60MMX80CM AS:INVATEC SBI04006008P	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	使用IN.PACT Admiral球囊導管時，相關的併發症與經皮腔內血管成形術有關的併發症類似。可能的併發症包括但不限於與穿刺、擴張及血管造影相關之併發症。	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	目前無健保給付品	28773	30211.65	44789	CBC04A PDCBM4	IN.PACT Admiral周邊球囊導管禁止用於冠狀動脈、升上主動脈和腦血管動脈。不能以導線穿越的病灶、不得用於懷孕和哺乳期婦女、或已知對紫杉醇過敏或極度敏感之患者。
1355	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 4X40MMX80CM AS:INVATEC SBI04004008P	ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER 4X40MMX80CM AS:INVATEC SBI04004008P	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	使用IN.PACT Admiral球囊導管時，相關的併發症與經皮腔內血管成形術有關的併發症類似。可能的併發症包括但不限於與穿刺、擴張及血管造影相關之併發症。	周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術(PTA)	目前無健保給付品	28773	30211.65	44789	CBC04A PDCBM4	IN.PACT Admiral周邊球囊導管禁止用於冠狀動脈、升上主動脈和腦血管動脈。不能以導線穿越的病灶、不得用於懷孕和哺乳期婦女、或已知對紫杉醇過敏或極度敏感之患者。
1356	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.00X33MM AS:ABBOTT 1070400-33	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.00X33MM AS:ABBOTT 1070400-33	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1357	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.00X38MM AS:ABBOTT 1070400-38	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.00X38MM AS:ABBOTT 1070400-38	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1358	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.00X28MM AS:ABBOTT 1070400-28	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.00X28MM AS:ABBOTT 1070400-28	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無

1359	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.00X18MM AS:ABBOTT 1070400-18	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.00X18MM AS:ABBOTT 1070400-18	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1360	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.00X23MM AS:ABBOTT 1070400-23	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.00X23MM AS:ABBOTT 1070400-23	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1361	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.00X15MM AS:ABBOTT 1070400-15	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.00X15MM AS:ABBOTT 1070400-15	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1362	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.00X8MM AS:ABBOTT 1070400-08	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.00X8MM AS:ABBOTT 1070400-08	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1363	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.00X12MM AS:ABBOTT 1070400-12	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.00X12MM AS:ABBOTT 1070400-12	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1364	賽恩斯征長型艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.50X48MM AS:ABBOTT 1070350-48	XIENCE XPEDITION 48 EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.50X48MM AS:ABBOTT 1070350-48	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT5AB	無
1365	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.50X33MM AS:ABBOTT 1070350-33	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.50X33MM AS:ABBOTT 1070350-33	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1366	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.50X38MM AS:ABBOTT 1070350-38	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.50X38MM AS:ABBOTT 1070350-38	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無

1367	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.50X28MM AS:ABBOTT 1070350-28	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.50X28MM AS:ABBOTT 1070350-28	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06ELUT4AB	無
1368	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.50X18MM AS:ABBOTT 1070350-18	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.50X18MM AS:ABBOTT 1070350-18	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06ELUT4AB	無
1369	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.50X23MM AS:ABBOTT 1070350-23	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.50X23MM AS:ABBOTT 1070350-23	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06ELUT4AB	無
1370	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.50X15MM AS:ABBOTT 1070350-15	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.50X15MM AS:ABBOTT 1070350-15	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06ELUT4AB	無
1371	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.50X8MM AS:ABBOTT 1070350-08	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.50X8MM AS:ABBOTT 1070350-08	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06ELUT4AB	無
1372	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.50X12MM AS:ABBOTT 1070350-12	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.50X12MM AS:ABBOTT 1070350-12	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06ELUT4AB	無
1373	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.25X38MM AS:ABBOTT 1070325-38	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.25X38MM AS:ABBOTT 1070325-38	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06ELUT4AB	無
1374	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.25X28MM AS:ABBOTT 1070325-28	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.25X28MM AS:ABBOTT 1070325-28	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06ELUT4AB	無

1375	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.25X33MM AS:ABBOTT 1070325-33	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.25X33MM AS:ABBOTT 1070325-33	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1376	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.25X23MM AS:ABBOTT 1070325-23	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.25X23MM AS:ABBOTT 1070325-23	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1377	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.25X15MM AS:ABBOTT 1070325-15	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.25X15MM AS:ABBOTT 1070325-15	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1378	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.25X18MM AS:ABBOTT 1070325-18	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.25X18MM AS:ABBOTT 1070325-18	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1379	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.25X12MM AS:ABBOTT 1070325-12	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.25X12MM AS:ABBOTT 1070325-12	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1380	賽恩斯征長型艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.00X48MM AS:ABBOTT 1070300-48	XIENCE XPEDITION 48 EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.00X48MM AS:ABBOTT 1070300-48	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT5AB	無
1381	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.25X8MM AS:ABBOTT 1070325-08	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.25X8MM AS:ABBOTT 1070325-08	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1382	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.00X38MM AS:ABBOTT 1070300-38	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.00X38MM AS:ABBOTT 1070300-38	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無

1383	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.00X28MM AS:ABBOTT 1070300-28	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.00X28MM AS:ABBOTT 1070300-28	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1384	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.00X33MM AS:ABBOTT 1070300-33	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.00X33MM AS:ABBOTT 1070300-33	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1385	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.00X23MM AS:ABBOTT 1070300-23	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.00X23MM AS:ABBOTT 1070300-23	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1386	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.00X15MM AS:ABBOTT 1070300-15	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.00X15MM AS:ABBOTT 1070300-15	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1387	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.00X18MM AS:ABBOTT 1070300-18	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.00X18MM AS:ABBOTT 1070300-18	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1388	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.00X12MM AS:ABBOTT 1070300-12	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.00X12MM AS:ABBOTT 1070300-12	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1389	賽恩斯征長型艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75X48MM AS:ABBOTT 1070275-48	XIENCE XPEDITION 48 EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75X48MM AS:ABBOTT 1070275-48	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT5AB	無
1390	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.00X8MM AS:ABBOTT 1070300-08	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.00X8MM AS:ABBOTT 1070300-08	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無

1391	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75X38MM AS:ABBOTT 1070275-38	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75X38MM AS:ABBOTT 1070275-38	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1392	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75X28MM AS:ABBOTT 1070275-28	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75X28MM AS:ABBOTT 1070275-28	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1393	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75X33MM AS:ABBOTT 1070275-33	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75X33MM AS:ABBOTT 1070275-33	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1394	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75X23MM AS:ABBOTT 1070275-23	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75X23MM AS:ABBOTT 1070275-23	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1395	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75X15MM AS:ABBOTT 1070275-15	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75X15MM AS:ABBOTT 1070275-15	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1396	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75X18MM AS:ABBOTT 1070275-18	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75X18MM AS:ABBOTT 1070275-18	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1397	賽恩斯征艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75X12MM AS:ABBOTT 1070275-12	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75X12MM AS:ABBOTT 1070275-12	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1398	賽恩斯征長型艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.50X48MM AS:ABBOTT 1070250-48	XIENCE XPEDITION 48 EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.50X48MM AS:ABBOTT 1070250-48	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT5AB	無

1399	賽恩斯征艾諾莉茱斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75X8MM AS:ABBOTT 1070275-08	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75X8MM AS:ABBOTT 1070275-08	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1400	賽恩斯征艾諾莉茱斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.50X38MM AS:ABBOTT 1070250-38	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.50X38MM AS:ABBOTT 1070250-38	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1401	賽恩斯征艾諾莉茱斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.50X28MM AS:ABBOTT 1070250-28	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.50X28MM AS:ABBOTT 1070250-28	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1402	賽恩斯征艾諾莉茱斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.50X33MM AS:ABBOTT 1070250-33	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.50X33MM AS:ABBOTT 1070250-33	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1403	賽恩斯征艾諾莉茱斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.50X23MM AS:ABBOTT 1070250-23	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.50X23MM AS:ABBOTT 1070250-23	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1404	賽恩斯征艾諾莉茱斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.50X15MM AS:ABBOTT 1070250-15	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.50X15MM AS:ABBOTT 1070250-15	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1405	賽恩斯征艾諾莉茱斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.50X18MM AS:ABBOTT 1070250-18	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.50X18MM AS:ABBOTT 1070250-18	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1406	賽恩斯征艾諾莉茱斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.50X12MM AS:ABBOTT 1070250-12	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.50X12MM AS:ABBOTT 1070250-12	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無

1407	賽恩斯征艾諾莉茱斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.25X28MM AS:ABBOTT 1070225-28	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25X28MM AS:ABBOTT 1070225-28	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1408	賽恩斯征艾諾莉茱斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.50X8MM AS:ABBOTT 1070250-08	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.50X8MM AS:ABBOTT 1070250-08	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1409	賽恩斯征艾諾莉茱斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.25X23MM AS:ABBOTT 1070225-23	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25X23MM AS:ABBOTT 1070225-23	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1410	賽恩斯征艾諾莉茱斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.25X15MM AS:ABBOTT 1070225-15	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25X15MM AS:ABBOTT 1070225-15	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1411	賽恩斯征艾諾莉茱斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.25X18MM AS:ABBOTT 1070225-18	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25X18MM AS:ABBOTT 1070225-18	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1412	賽恩斯征艾諾莉茱斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.25X12MM AS:ABBOTT 1070225-12	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25X12MM AS:ABBOTT 1070225-12	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1413	賽恩斯征艾諾莉茱斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.25X8MM AS:ABBOTT 1070225-08	XIENCE XPEDITION EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25X8MM AS:ABBOTT 1070225-08	針對動脈狹窄或阻塞處，用來維持動脈血管暢通	與支架主要的可能併發症有（但不限於）：導管插入處的血管受損或出血、心律不整、中風、腎臟受損或對顯影劑過敏、再狹窄、血栓等等；其他併發症及藥物副作用請詳如產品使用說明書。	本產品為一條金屬製的網狀小管（稱為支架），支架表面塗有微量藥物，這些藥物會緩緩地滲入動脈周圍的管壁組織，防止體內對支架異物產生反應，因而減緩細胞及組織的增生以降低發生再狹窄的情形。	本產品與傳統金屬支架相比，可明顯降低植入支架後血管再次發生狹窄的機率，減少再次心導管手術的需求	14099	14803.95	58196	CBP06EL UT4AB	無
1414	博謨適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.75MM X 38MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.75MM X 38MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無
1415	博謨適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 3.0MM X 38MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 3.0MM X 38MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無
1416	博謨適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 3.5MM X 38MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 3.5MM X 38MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無

1417	博謨適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 4.0MM X 38MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 4.0MM X 38MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無
1418	博謨適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.5MM X 32MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.5MM X 32MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無
1419	博謨適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.75MM X 32MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.75MM X 32MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無
1420	博謨適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 3.0MM X 32MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 3.0MM X 32MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無
1421	博模適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 3.5MM X 32MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 3.5MM X 32MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無
1422	博謨適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 4.0MM X 32MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 4.0MM X 32MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無
1423	博謨適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.5MM X 28MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.5MM X 28MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無
1424	博謨適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.75MM X 28MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.75MM X 28MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無
1425	博謨適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 3.0MM X 28MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 3.0MM X 28MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無
1426	博謨適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 3.5MM X 28MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 3.5MM X 28MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無
1427	博謨適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 4.0MM X 28MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 4.0MM X 28MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無
1428	博謨適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.5MM X 24MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.5MM X 24MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無
1429	博謨適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.75MM X 24MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.75MM X 24MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無
1430	博謨適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 3.0MM X 24MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 3.0MM X 24MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無
1431	博謨適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 3.5MM X 24MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 3.5MM X 24MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無

1432	博讀適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 4.0MM X 24MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 4.0MM X 24MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無
1433	博讀適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.5MM X 20MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.5MM X 20MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無
1434	博讀適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.75MM X 20MM	PORMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.75MM X 20MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無
1435	博讀適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 3.0MM X 20MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 3.0MM X 20MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無
1436	博讀適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 3.5MM X 20MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 3.5MM X 20MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無
1437	博讀適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 4.0MM X 20MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 4.0MM X 20MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無
1438	博讀適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.5MM X 16MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.5MM X 16MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無
1439	博讀適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.75MM X 16MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.75MM X 16MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無
1440	博讀適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 3.0MM X 16MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 3.0MM X 16MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無
1441	博讀適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 3.5MM X 16MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 3.5MM X 16MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無
1442	博讀適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 4.0MM X 16MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 4.0MM X 16MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無
1443	博讀適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.5MM X 12MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.5MM X 12MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無
1444	博讀適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.75MM X 12MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.75MM X 12MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無
1445	博讀適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 3.0MM X 12MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 3.0MM X 12MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無
1446	博讀適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 3.5MM X 12MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 3.5MM X 12MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06EL UT5SB	無

1447	博模適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 4.0MM X 12MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 4.0MM X 12MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06ELUT5SB	無
1448	博謨適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.25MM X 8MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.25MM X 8MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06ELUT5SB	無
1449	博謨適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.5MM X 8MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.5MM X 8MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06ELUT5SB	無
1450	博謨適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.75MM X 8MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.75MM X 8MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06ELUT5SB	無
1451	博謨適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 3.0MM X 8MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 3.0MM X 8MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06ELUT5SB	無
1452	博謨適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 3.5MM X 8MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 3.5MM X 8MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06ELUT5SB	無
1453	博模適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 4.0MM X 8MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 4.0MM X 8MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06ELUT5SB	無
1454	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 18.0D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 18.0D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1455	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 19.0D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 19.0D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1456	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 21.0D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 21.0D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1457	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 18.5D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 18.5D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無

1458	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 22.0D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 22.0D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1459	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 22.5D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 22.5D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1460	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 21.5D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 21.5D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1461	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 23.5D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 23.5D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1462	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 25.5D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 25.5D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1463	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 23.0D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 23.0D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1464	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 26.5D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 26.5D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1465	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 27.0D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 27.0D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無

1466	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 26.0D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 26.0D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1467	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 28.0D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 28.0D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1468	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 30.0D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 30.0D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1469	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 28.5D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 28.5D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1470	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 27.5D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 27.5D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1471	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 6.0D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 6.0D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1472	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 29.0D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 29.0D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1473	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 7.0D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 7.0D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無

1474	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 6.5D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 6.5D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1475	"ZIMMER"REVISION BIOLOX DELTA HIP SYSTEM(CERAMIC)，超過部分由病患自付.	"ZIMMER"REVISION BIOLOX DELTA HIP SYSTEM(CERAMIC)，超過部分由病患自付	"Delta陶瓷全髖內襯具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力,可以效降低磨耗量。內襯有各種不同內徑，僅可搭配不同外徑與不同頸長的陶瓷球頭，用於套在股骨柄上，與髖臼的內襯互動形成關節活動。"	無	"Delta陶瓷全髖內襯具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力,可以效降低磨耗量。內襯有各種不同內徑，僅可搭配不同外徑與不同頸長的陶瓷球頭，用於套在股骨柄上，與髖臼的內襯互動形成關節活動。"	Delta陶瓷全髖臼內襯成份為氧化鋁(ISO 6474-2)，氧化鋁是一種鋁氧化物，屬於陶瓷材料，具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力。與健保品項全髖臼內襯主要成分為超高分子聚乙烯相比，可有效降低磨耗量，延長人工關節的使用年限。	52796	54296	93518	FBHRCCERA3Z1	無
1476	加長型全人工髖關節置換組	CERAMIC REVISION HIP SYSTEM	醫療用高級陶瓷，人體相容性較佳.• 陶瓷產品磨損顆粒少，且陶瓷為鈍性元素，較不易與人體起過敏反應.• 延長人工關節使用壽命：磨損率可降到0.0001mm/年以下，非常堅硬耐磨，不易因磨損變形和骨溶解須再次手術.	全人工髖關節置患手術後對生活的影響是很難評估的。由於許多生物學上、力學上、物理化學上的因素影響內植物，植入組件無法承受如健康正常的骨頭一樣的活動負荷 可能產生末稍神經炎、神經傷害、循環損害與骨頭形成異位. 任何全關節置換手術都可能引起嚴重的併發症。.	醫療用高級陶瓷，人體相容性較佳.• 陶瓷產品磨損顆粒少，且陶瓷為鈍性元素，較不易與人體起過敏反應.• 延長人工關節使用壽命：磨損率可降到0.0001mm/年以下，非常堅硬耐磨，不易因磨損變形和骨溶解須再次手術.	無	52796	54296	55393	FBHRCCERA1S2	無
1477	"聯合"陶瓷重建型人工髖關節組	CERAMIC REVISION HIP SYSTEM	用於人工髖關節再置換術，提供給病患及醫師另一種選擇。	無	陶瓷股小球符合國際規範ISO 6474，尺寸有S/M多種選擇，以滿足病患的差異性。陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題，由於陶瓷材料具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力，故與金屬股小球相比，陶瓷股小球可降低內襯的磨耗量，延長人工關節的使用年限。	52796	54296	65518	FBHRCCERA1U0	無
1478	傳統人工髖關節組,按傳統人工髖關節組給付，超過部分由病患自付。	CERAMIC TOTAL HIP SYSTEM,1203-1028:1436;1403-3252:7880(STEM及CUP;依傳統組件型號)	用於人工髖關節再置換術，提供給病患及醫師另一種選擇。	無	陶瓷股小球符合國際規範ISO 6474，尺寸有S/M多種選擇，以滿足病患的差異性。陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題，由於陶瓷材料具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力，故與金屬股小球相比，陶瓷股小球可降低內襯的磨耗量，延長人工關節的使用年限。	39396	40896	65518	FBHPCCERA1U0	無

1479	全人工髖關節組(股柄、髖臼外杯、內杯、股骨頭)	CERAMIC TOTAL HIP SYSTEM,(1726;28;32;36-00E;-05E)(1728;323E;365E;625-OT-28D;32E	醫療用高級陶瓷，人體相容性較佳.• 陶瓷產品磨損顆粒少，且陶瓷為鈍性元素，較不易與人體起過敏反應.• 延長人工關節使用壽命：磨損率可降到0.0001mm/年以下，非常堅硬耐磨，不易因磨損變形和骨溶解須再次手術.	全人工髖關節置患手術後對生活的影響是很難評估的。由於許多生物學上、力學上、物理化學上的因素影響內植物，植入組件無法承受如健康正常的骨頭一樣的活動負荷 可能產生末稍神經炎、神經傷害、循環損害與骨頭形成異位. 任何全關節置換手術都可能引起嚴重的併發症。.	醫療用高級陶瓷，人體相容性較佳.• 陶瓷產品磨損顆粒少，且陶瓷為鈍性元素，較不易與人體起過敏反應.• 延長人工關節使用壽命：磨損率可降到0.0001mm/年以下，非常堅硬耐磨，不易因磨損變形和骨溶解須再次手術.	無	39396	40896	55393	FBHPCCERA1S2	持續過度的活動行為，會有再度更換關節的可能性；患者需遵照醫師指示，重視後續的照顧與治療。患者並應該瞭解人工替換植入物不能完全取代一般正常的關節，當有過度的活動或外傷將可導致植入物的折斷或損傷；人工替換植入物有其使用年限，將來視其需要有再度更換的可能性。
1480	陶瓷雙極式人工髖關節組,按健保局給付，超過部分由病患自付.	"UNITED"CERAMIC BIPOLAR SYSTEM	用於人工髖關節再置換術，提供給病患及醫師另一種選擇。	無	陶瓷股小球符合國際規範ISO 6474，尺寸有S/M多種選擇，以滿足病患的差異性。陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題，由於陶瓷材料具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力，故與金屬股小球相比，陶瓷股小球可降低內襯的磨耗量，延長人工關節的使用年限。	35195	36695	56070	FBHBCCERA5U0	無
1481	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體23.0D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 23.0D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1482	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體23.5D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 23.5D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1483	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體24.0D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 24.0D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1484	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體24.5D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 24.5D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無

1485	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 25.5D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 25.5D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1486	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式 人工水晶體 20.0D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 20.0D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1487	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 25.0D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 25.0D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1488	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 21.0D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 21.0D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1489	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 18.5D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 18.5D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1490	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 20.5D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 20.5D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1491	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 19.5D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 19.5D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1492	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 17.0D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 17.0D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無

1493	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 19.0D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 19.0D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1494	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 18.0D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 18.0D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1495	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 15.0D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 15.0D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1496	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 17.5D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 17.5D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1497	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 16.5D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 16.5D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1498	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 15.5D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 15.5D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1499	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 16.0D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 16.0D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1500	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 13.0D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 13.0D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無

1501	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 14.5D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 14.5D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1502	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 13.5D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 13.5D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1503	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 14.0D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 14.0D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1504	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 11.0D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 11.0D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1505	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 11.5D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 11.5D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1506	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 12.0D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 12.0D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無
1507	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 12.5D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 12.5D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT 0RC2A1	無

1508	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 22.0D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 22.0D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1509	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 22.5D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 22.5D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1510	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 23.0D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 23.0D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1511	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 23.5D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 23.5D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1512	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 24.0D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 24.0D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1513	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 24.5D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 24.5D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1514	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 25.0D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 25.0D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1515	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 22.0D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 22.0D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1516	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 22.5D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 22.5D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1517	陶瓷股小球 CERAMIC FEMORAL HEAD OD 36MM L AS：UNITED 1203-1436	CERAMIC FEMORAL HEAD OD 36MM L AS：UNITED 1203-1436	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	可能的副作用:1. 髖關節置換之植入物的預期使用壽命很難估計，但肯定是有限度的。這些植入物是用人工材料製造的，將其植入患者體內，以期恢復患者的活動能力或減少疼痛。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。.(請詳如仿單)	陶瓷股小球符合國際規範ISO 6474，尺寸有S/M多種選擇，以滿足病患的差異性。陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題，由於陶瓷材料具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力，故與金屬股小球相比，陶瓷股小球可降低內襯的磨耗量，延長人工關節的使用年限。.	4352	4569.6	21070	FBHHCCERA1U0	無
1518	陶瓷股小球 CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 28MM S AS：UNITED 1203-5028	CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 28MM S AS：UNITED 1203-5028	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	植入物受到諸多生物學、力學和物理化學因素的影響，而對這些影響又無法作體內評定，因此不能期望這些植入物能無限承受正常健康骨骼的活動程度和負荷。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	Delta陶瓷全髖臼內襯成份為氧化鋁(ISO 6474-2)，氧化鋁是一種鋁氧化物，屬於陶瓷材料，具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力。與健保品項全髖臼內襯主要成分為超高分子聚乙烯相比，可有效降低磨耗量，延長人工關節的使用年限。	4352	4569.6	56070	FBHHCCERA5U0	無
1519	陶瓷股小球 CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 28MM L AS：UNITED 1203-5428	CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 28MM L AS：UNITED 1203-5428	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	植入物受到諸多生物學、力學和物理化學因素的影響，而對這些影響又無法作體內評定，因此不能期望這些植入物能無限承受正常健康骨骼的活動程度和負荷。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	Delta陶瓷全髖臼內襯成份為氧化鋁(ISO 6474-2)，氧化鋁是一種鋁氧化物，屬於陶瓷材料，具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力。與健保品項全髖臼內襯主要成分為超高分子聚乙烯相比，可有效降低磨耗量，延長人工關節的使用年限。	4352	4569.6	56070	FBHHCCERA5U0	無

1520	陶瓷股小球 CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 32MM L AS：UNITED 1203-5432	CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 32MM L AS：UNITED 1203-5432	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	植入物受到諸多生物學、力學和物理化學因素的影響，而對這些影響又無法作體內評定，因此不能期望這些植入物能無限承受正常健康骨骼的活動程度和負荷。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	Delta陶瓷全髖臼內襯成份為氧化鋁(ISO 6474-2)，氧化鋁是一種鋁氧化物，屬於陶瓷材料，具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力。與健保品項全髖臼內襯主要成分為超高分子聚乙烯相比，可有效降低磨耗量，延長人工關節的使用年限。	4352	4569.6	56070	FBHHCCERA5U0	無
1521	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 25.5D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 25.5D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1522	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 27.0D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 27.0D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1523	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 22.0D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 22.0D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1524	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 26.0D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 26.0D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1525	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 26.5D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 26.5D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1526	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 23.5D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 23.5D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1527	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 16.0D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 16.0D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1528	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 22.5D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 22.5D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1529	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 23.0D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 23.0D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無特殊不良反應	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	無
1530	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 14.0D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 14.0D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1531	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 16.5D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 16.5D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1532	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 17.0D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 17.0D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1533	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 15.5D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 15.5D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1534	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 10.0D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 10.0D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1535	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 14.5D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 14.5D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1536	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 15.0D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 15.0D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1537	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 11.5D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 11.5D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1538	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 10.5D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 10.5D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1539	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 11.0D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 11.0D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1540	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 19.5D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 19.5D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1541	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 21.0D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 21.0D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1542	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 17.5D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 17.5D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1543	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 20.0D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 20.0D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1544	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 20.5D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 20.5D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1545	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 19.0D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 19.0D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1546	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 15.5D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 15.5D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1547	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 18.0D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 18.0D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1548	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 18.5D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 18.5D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1549	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 17.0D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 17.0D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1550	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 6.5D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 6.5D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1551	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 16.0D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 16.0D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1552	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 16.5D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 16.5D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1553	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 8.0D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 8.0D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1554	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 29.0D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 29.0D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1555	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 7.0D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 7.0D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1556	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 7.5D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 7.5D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1557	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 6.0D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 6.0D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1558	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 27.0D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 27.0D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1559	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 29.5D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 29.5D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1560	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 30.0D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 30.0D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1561	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 28.5D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 28.5D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1562	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 27.5D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 27.5D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1563	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 27.5D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 27.5D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1564	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 28.0D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 28.0D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1565	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 29.0D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 29.0D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1566	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 9.0D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 9.0D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1567	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 28.0D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 28.0D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1568	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 28.5D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 28.5D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1569	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 10.5D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 10.5D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1570	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 9.5D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 9.5D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1571	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 10.0D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 10.0D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1572	陶瓷股小球 CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 36MM L AS：UNITED 1203-5436	CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 36MM L AS：UNITED 1203-5436	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	植入物受到諸多生物學、力學和物理化學因素的影響，而對這些影響又無法作體內評定，因此不能期望這些植入物能無限承受正常健康骨骼的活動程度和負荷。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	Delta陶瓷全髖臼內襯成份為氧化鋁(ISO 6474-2)，氧化鋁是一種鋁氧化物，屬於陶瓷材料，具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力。與健保品項全髖臼內襯主要成分為超高分子聚乙烯相比，可有效降低磨耗量，延長人工關節的使用年限。	4352	4569.6	56070	FBHHCCERA5U0	無
1573	陶瓷股小球 CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 40MM L AS：UNITED 1203-5440	CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 40MM L AS：UNITED 1203-5440	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	植入物受到諸多生物學、力學和物理化學因素的影響，而對這些影響又無法作體內評定，因此不能期望這些植入物能無限承受正常健康骨骼的活動程度和負荷。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	Delta陶瓷全髖臼內襯成份為氧化鋁(ISO 6474-2)，氧化鋁是一種鋁氧化物，屬於陶瓷材料，具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力。與健保品項全髖臼內襯主要成分為超高分子聚乙烯相比，可有效降低磨耗量，延長人工關節的使用年限。	4352	4569.6	56070	FBHHCCERA5U0	無

1574	陶瓷股小球 CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 28MM M AS：UNITED 1203-5228	CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 28MM M AS：UNITED 1203-5228	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	植入物受到諸多生物學、力學和物理化學因素的影響，而對這些影響又無法作體內評定，因此不能期望這些植入物能無限承受正常健康骨骼的活動程度和負荷。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	Delta陶瓷全髖臼內襯成份為氧化鋁(ISO 6474-2)，氧化鋁是一種鋁氧化物，屬於陶瓷材料，具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力。與健保品項全髖臼內襯主要成分為超高分子聚乙烯相比，可有效降低磨耗量，延長人工關節的使用年限。	4352	4569.6	56070	FBHHCCERA5U0	無
1575	陶瓷股小球 CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 32MM M AS：UNITED 1203-5232	CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 32MM M AS：UNITED 1203-5232	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	植入物受到諸多生物學、力學和物理化學因素的影響，而對這些影響又無法作體內評定，因此不能期望這些植入物能無限承受正常健康骨骼的活動程度和負荷。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	Delta陶瓷全髖臼內襯成份為氧化鋁(ISO 6474-2)，氧化鋁是一種鋁氧化物，屬於陶瓷材料，具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力。與健保品項全髖臼內襯主要成分為超高分子聚乙烯相比，可有效降低磨耗量，延長人工關節的使用年限。	4352	4569.6	56070	FBHHCCERA5U0	無
1576	陶瓷股小球 CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 32MM S AS：UNITED 1203-5032	CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 32MM S AS：UNITED 1203-5032	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	可能的副作用:1. 髖關節置換之植入物的預期使用壽命很難估計，但肯定是有限度的。這些植入物是用人工材料製造的，將其植入患者體內，以期恢復患者的活動能力或減少疼痛。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。.(請詳如仿單)	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	無	4352	4569.6	56070	FBHHCCERA5U0	無
1577	陶瓷股小球 CERAMIC FEMORAL HEAD OD 32MM M AS：UNITED 1203-1232	CERAMIC FEMORAL HEAD OD 32MM M AS：UNITED 1203-1232	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	可能的副作用:1. 髖關節置換之植入物的預期使用壽命很難估計，但肯定是有限度的。這些植入物是用人工材料製造的，將其植入患者體內，以期恢復患者的活動能力或減少疼痛。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。.(請詳如仿單)	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題，由於陶瓷材料具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力，故與金屬股小球相比，陶瓷股小球可降低內襯的磨耗量，延長人工關節的使用年限。.	4352	4569.6	21070	FBHHCCERA1U0	無
1578	陶瓷股小球 CERAMIC FEMORAL HEAD OD 36MM M AS：UNITED 1203-1236	CERAMIC FEMORAL HEAD OD 36MM M AS：UNITED 1203-1236	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	可能的副作用:1. 髖關節置換之植入物的預期使用壽命很難估計，但肯定是有限度的。這些植入物是用人工材料製造的，將其植入患者體內，以期恢復患者的活動能力或減少疼痛。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。.(請詳如仿單)	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題，由於陶瓷材料具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力，故與金屬股小球相比，陶瓷股小球可降低內襯的磨耗量，延長人工關節的使用年限。.	4352	4569.6	21070	FBHHCCERA1U0	無

1579	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 7.0D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 7.0D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1580	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 7.5D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 7.5D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	陶瓷全體臼內襯成分為氧化鋁(ISO 6474)，氧化鋁是一種鋁氧化物，屬於陶瓷材料，具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力，可有效降低磨耗量。提供給病患另一種選擇。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1581	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 6.0D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 6.0D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	陶瓷全體臼內襯成分為氧化鋁(ISO 6474)，氧化鋁是一種鋁氧化物，屬於陶瓷材料，具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力，可有效降低磨耗量。提供給病患另一種選擇。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1582	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 6.5D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 6.5D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1583	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 27.5D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 27.5D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1584	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 28.0D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 28.0D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1585	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 26.5D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 26.5D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1586	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 27.0D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 27.0D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1587	陶瓷全髖臼內襯 U-MOTION II DELTA CERAMIC LINER 64MM AS:UNITED 1406-1064	U-MOTION II DELTA CERAMIC LINER 64MM AS:UNITED 1406-1064	搭配不同外徑與不同頸長的陶瓷球頭，用於套在股骨柄上，與髖臼的內襯互動形成關節活動	植入物受到諸多生物學、力學和物理化學因素的影響，而對這些影響又無法作體內評定，因此不能期望這些植入物能無限承受正常健康骨骼的活動程度和負荷。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。	"Delta陶瓷全髖內襯具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力,可以效降低磨耗量。內襯有各種不同內徑，僅可搭配不同外徑與不同頸長的陶瓷球頭，用於套在股骨柄上，與髖臼的內襯互動形成關節活動。"	Delta陶瓷全髖臼內襯成份為氧化鋁(ISO 6474-2)，氧化鋁是一種鋁氧化物，屬於陶瓷材料，具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力。與健保品項全髖臼內襯主要成分為超高分子聚乙烯相比，可有效降低磨耗量，延長人工關節的使用年限。	4018	4218.9	37448	FBHLC406XNU0	無
1588	陶瓷全髖臼內襯 U-MOTION II DELTA CERAMIC LINER 48MM AS:UNITED 1406-1248	U-MOTION II DELTA CERAMIC LINER 48MM AS:UNITED 1406-1248	搭配不同外徑與不同頸長的陶瓷球頭，用於套在股骨柄上，與髖臼的內襯互動形成關節活動	可能的副作用:1. 髖關節置換之植入物的預期使用壽命很難估計，但肯定是有限度的。這些植入物是用人工材料製造的，將其植入患者體內，以期恢復患者的活動能力或減少疼痛。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。.(請詳如仿單)	"Delta陶瓷全髖內襯具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力,可以效降低磨耗量。內襯有各種不同內徑，僅可搭配不同外徑與不同頸長的陶瓷球頭，用於套在股骨柄上，與髖臼的內襯互動形成關節活動。"	Delta陶瓷全髖臼內襯成份為氧化鋁(ISO 6474-2)，氧化鋁是一種鋁氧化物，屬於陶瓷材料，具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力。與健保品項全髖臼內襯主要成分為超高分子聚乙烯相比，可有效降低磨耗量，延長人工關節的使用年限。	4018	4218.9	37448	FBHLC406XNU0	無
1589	陶瓷股小球 CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 40MM XL AS：UNITED 1203-5640	CERAMIC FEMORAL HEAD DELTA OD 40MM XL AS：UNITED 1203-5640	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	植入物受到諸多生物學、力學和物理化學因素的影響，而對這些影響又無法作體內評定，因此不能期望這些植入物能無限承受正常健康骨骼的活動程度和負荷。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。	"Delta陶瓷球頭直徑較上一代陶瓷更多元，尺寸也更為齊全,可適用於不同條件的病人。且可搭配”聯合”現有全髖/半髖系統，降低磨損及脫臼的發生率。"	Delta陶瓷全髖臼內襯成份為氧化鋁(ISO 6474-2)，氧化鋁是一種鋁氧化物，屬於陶瓷材料，具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力。與健保品項全髖臼內襯主要成分為超高分子聚乙烯相比，可有效降低磨耗量，延長人工關節的使用年限。	4352	4569.6	56070	FBHHCCERA5U0	無

1590	陶瓷全髖臼內襯 U-MOTION II DELTA CERAMIC LINER 56MM AS:UNITED 1406-1056	U-MOTION II DELTA CERAMIC LINER 56MM AS:UNITED 1406-1056	搭配不同外徑與不同頸長的陶瓷球頭，用於套在股骨柄上，與髖臼的內襯互動形成關節活動	植入物受到諸多生物學、力學和物理化學因素的影響，而對這些影響又無法作體內評定，因此不能期望這些植入物能無限承受正常健康骨骼的活動程度和負荷。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。	"Delta陶瓷全髖內襯具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力,可以效降低磨耗量。內襯有各種不同內徑，僅可搭配不同外徑與不同頸長的陶瓷球頭，用於套在股骨柄上，與髖臼的內襯互動形成關節活動。"	Delta陶瓷全髖臼內襯成份為氧化鋁(ISO 6474-2)，氧化鋁是一種鋁氧化物，屬於陶瓷材料，具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力。與健保品項全髖臼內襯主要成分為超高分子聚乙烯相比，可有效降低磨耗量，延長人工關節的使用年限。	4018	4218.9	37448	FBHLC406XNU0	無
1591	陶瓷股小球 CERAMIC FEMORAL HEAD OD 36MM S AS：UNITED 1203-1036	CERAMIC FEMORAL HEAD OD 36MM S AS：UNITED 1203-1036	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	可能的副作用:1. 髖關節置換之植入物的預期使用壽命很難估計，但肯定是有限度的。這些植入物是用人工材料製造的，將其植入患者體內，以期恢復患者的活動能力或減少疼痛。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。.(請詳如仿單)	陶瓷股小球符合國際規範ISO 6474，尺寸有S/M/L多種選擇，以滿足病患的差異性。陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題，由於陶瓷材料具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力，故與金屬股小球相比，陶瓷股小球可降低內襯的磨耗量，延長人工關節的使用年限。.	4352	4569.6	21070	FBHHCCERA1U0	無
1592	陶瓷股小球 CERAMIC FEMORAL HEAD OD 28MM M AS：UNITED 1203-1228	CERAMIC FEMORAL HEAD OD 28MM M AS：UNITED 1203-1228	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	可能的副作用:1. 髖關節置換之植入物的預期使用壽命很難估計，但肯定是有限度的。這些植入物是用人工材料製造的，將其植入患者體內，以期恢復患者的活動能力或減少疼痛。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。.(請詳如仿單)	陶瓷股小球符合國際規範ISO 6474，尺寸有S/M多種選擇，以滿足病患的差異性。陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題，由於陶瓷材料具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力，故與金屬股小球相比，陶瓷股小球可降低內襯的磨耗量，延長人工關節的使用年限。.	4352	4569.6	21070	FBHHCCERA1U0	無
1593	陶瓷髖臼內襯 U2 U-MOTION FEMORAL INSERT ID 32MM FOR 54 56 58MM CUP AS：UNITED 1403-3254	U2 U-MOTION FEMORAL INSERT ID 32MM FOR 54 56 58MM CUP AS：UNITED 1403-3254	陶瓷全髖臼內襯成分為氧化鋁(ISO 6474)，氧化鋁是一種鋁氧化物，屬於陶瓷材料，具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力，可有效降低磨耗量。提供給病患另一種選擇。	可能的副作用:1. 髖關節置換之植入物的預期使用壽命很難估計，但肯定是有限度的。這些植入物是用人工材料製造的，將其植入患者體內，以期恢復患者的活動能力或減少疼痛。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。.(請詳如仿單)	陶瓷全髖臼內襯成分為氧化鋁(ISO 6474)，氧化鋁是一種鋁氧化物，屬於陶瓷材料，具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力，可有效降低磨耗量。提供給病患另一種選擇。	forte陶瓷與陶瓷摩擦介面，比傳統金屬PE介面耐磨200倍，且微粒較具生物相容性，不易產生骨溶蝕，但因陶瓷材質若因外力恐有碎裂之風險。	4018	4218.9	44448	FBHLCCERA1U0	無
1594	陶瓷髖臼內襯 U2 U-MOTION FEMORAL INSERT ID 36MM FOR 60 62MM CUP AS：UNITED 1403-3660	U2 U-MOTION FEMORAL INSERT ID 36MM FOR 60 62MM CUP AS：UNITED 1403-3660	陶瓷全髖臼內襯成分為氧化鋁(ISO 6474)，氧化鋁是一種鋁氧化物，屬於陶瓷材料，具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力，可有效降低磨耗量。提供給病患另一種選擇。	可能的副作用:1. 髖關節置換之植入物的預期使用壽命很難估計，但肯定是有限度的。這些植入物是用人工材料製造的，將其植入患者體內，以期恢復患者的活動能力或減少疼痛。.2. 患者活動不當、外傷或其他生物力學原因都可引起髖關節植入物脫位。.(請詳如仿單)	陶瓷全髖臼內襯成分為氧化鋁(ISO 6474)，氧化鋁是一種鋁氧化物，屬於陶瓷材料，具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力，可有效降低磨耗量。提供給病患另一種選擇。	forte陶瓷與陶瓷摩擦介面，比傳統金屬PE介面耐磨200倍，且微粒較具生物相容性，不易產生骨溶蝕，但因陶瓷材質若因外力恐有碎裂之風險。	4018	4218.9	44448	FBHLCCERA1U0	無

1595	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 18.5D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 18.5D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1596	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 17.0D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 17.0D S:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1597	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 18.0D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 18.0D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1598	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 16.5D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 16.5D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1599	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 15.0D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 15.0D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1600	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 17.5D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS17.5D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1601	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 16.0D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 16.0D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1602	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 24.5D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 24.5D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1603	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 23.0D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 23.0D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1604	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 15.5D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 15.5D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1605	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 24.0D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 24.0D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1606	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 22.5D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 22.5D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1607	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 21.0D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 21.0D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1608	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 23.5D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 23.5D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1609	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 22.0D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 22.0D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1610	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 20.5D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 20.5D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1611	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 19.0D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 19.0D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1612	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 21.5D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 21.5D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1613	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 20.0D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 20.0D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1614	恩視非球面人工水晶體 26.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 26.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSNWAVE7B9	無
1615	恩視非球面人工水晶體 25.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 25.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSNWAVE7B9	無
1616	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 19.5D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 19.5D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1617	恩視非球面人工水晶體25.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 25.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1618	恩視非球面人工水晶體24.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 24.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1619	恩視非球面人工水晶體24.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 24.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1620	恩視非球面人工水晶體23.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 23.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1621	恩視非球面人工水晶體22.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 22.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無

1622	恩視非球面人工水晶體 23.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 23.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1623	恩視非球面人工水晶體 22.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 22.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1624	恩視非球面人工水晶體 21.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 21.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1625	恩視非球面人工水晶體 21.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 21.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1626	恩視非球面人工水晶體 20.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 20.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無

1627	恩視非球面人工水晶體19.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 19.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1628	恩視非球面人工水晶體20.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 20.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1629	恩視非球面人工水晶體19.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 19.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1630	恩視非球面人工水晶體18.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 18.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1631	恩視非球面人工水晶體18.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 18.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無

1632	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 26.0D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 26.0D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1633	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 26.5D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 26.5D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1634	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 25.0D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 25.0D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1635	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 25.5D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 25.5D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1636	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 6.0D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 6.0D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1637	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 6.5D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 6.5D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1638	恩視非球面人工水晶體29.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 29.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1639	恩視非球面人工水晶體28.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 28.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1640	恩視非球面人工水晶體29.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 29.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1641	恩視非球面人工水晶體28.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 28.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1642	恩視非球面人工水晶體27.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 27.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無

1643	恩視非球面人工水晶體27.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 27.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1644	恩視非球面人工水晶體17.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 17.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1645	恩視非球面人工水晶體16.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 16.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1646	恩視非球面人工水晶體17.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 17.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無

1647	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 19.0D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 19.0D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1648	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 19.5D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 19.5D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1649	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 17.5D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 17.5D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

1650	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 18.5D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 18.5D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1651	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 20.5D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 20.5D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1652	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 18.5D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 18.5D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

1653	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 18.0D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 18.0D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1654	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 20.0D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 20.0D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1655	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 7.0D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 7.0D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

1656	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 19.0D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 19.0D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1657	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 19.5D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 19.5D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1658	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 9.0D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 9.0D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

1659	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 7.5D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 7.5D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1660	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 8.0D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 8.0D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1661	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 8.5D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 8.5D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

1662	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 25.0D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 25.0D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1663	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 26.0D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 26.0D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1664	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 26.5D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 26.5D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

1665	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 27.0D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 27.0D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1666	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 25.5D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 25.5D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1667	恩視非球面人工水晶體 11.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 11.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSNWAVE7B9	無

1668	恩視非球面人工水晶體 11.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 11.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1669	恩視非球面人工水晶體 10.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 10.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1670	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 24.5D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 24.5D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT 0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

1671	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 25.0D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 25.0D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1672	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 25.5D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 25.5D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1673	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 24.0D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 24.0D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

1674	非球面推注式人工水晶體25.0D 如:RAYNER 970C	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 25.0D AS:RAYNER 970C	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動安全性。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1675	非球面推注式人工水晶體25.5D 如:RAYNER 970C	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 25.5D AS:RAYNER 970C	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動安全性。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1676	非球面推注式人工水晶體24.0D 如:RAYNER 970C	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 24.0D AS:RAYNER 970C	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動安全性。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1677	非球面推注式人工水晶體24.5D 如:RAYNER 970C	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 24.5D AS:RAYNER 970C	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動安全性。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1678	環明散光推注式人工水晶體22.0D 散光度數 6D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 22.0D CYLINDER 6D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1679	環明散光推注式人工水晶體22.5D 散光度數 6D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 22.5D CYLINDER 6D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1680	環明散光推注式人工水晶體21.0D 散光度數 6D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 21.0D CYLINDER 6D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1681	環明散光推注式人工水晶體21.5D 散光度數 6D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 21.5D CYLINDER 6D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

1682	環明散光推注式人工水晶體 14.0D 散光度數 6D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 14.0D CYLINDER 6D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1683	環明散光推注式人工水晶體 14.5D 散光度數 6D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 14.5D CYLINDER 6D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1684	環明散光推注式人工水晶體 13.0D 散光度數 6D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 13.0D CYLINDER 6D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1685	環明散光推注式人工水晶體 13.5D 散光度數 6D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 13.5D CYLINDER 6D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1686	環明散光推注式人工水晶體 12.0D 散光度數 6D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 12.0D CYLINDER 6D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1687	環明散光推注式人工水晶體 12.5D 散光度數 6D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 12.5D CYLINDER 6D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1688	環明散光推注式人工水晶體 11.0D 散光度數 6D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 11.0D CYLINDER 6D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1689	環明散光推注式人工水晶體 11.5D 散光度數 6D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 11.5D CYLINDER 6D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1690	環明散光推注式人工水晶體 8.0D 散光度數 6D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 8.0D CYLINDER 6D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1691	環明散光推注式人工水晶體 8.5D 散光度數 6D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 8.5D CYLINDER 6D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

1692	環明散光推注式人工水晶體 7.0D 散光度數 6D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 7.0D CYLINDER 6D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1693	環明散光推注式人工水晶體 7.5D 散光度數 6D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 7.5D CYLINDER 6D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1694	散光非球面人工水晶體 18.5D 散光度數 5D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 18.5D CYLINDER 5D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1695	散光非球面人工水晶體 19.0D 散光度數 5D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 19.0D CYLINDER 5D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1696	環明散光推注式人工水晶體 17.5D 散光度數 5D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 17.5D CYLINDER 5D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1697	散光非球面人工水晶體 18.0D 散光度數 5D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 18.0D CYLINDER 5D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1698	環明散光推注式人工水晶體 6.5D 散光度數 5D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 6.5D CYLINDER 5D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1699	環明散光推注式人工水晶體 7.0D 散光度數 5D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 7.0D CYLINDER 5D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1700	環明散光推注式人工水晶體 26.0D 散光度數 4D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 26.0D CYLINDER 4D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1701	環明散光推注式人工水晶體 6.0D 散光度數 5D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 6.0D CYLINDER 5D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

1702	環明散光推注式人工水晶體 23.0D 散光度數 4D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 23.0D CYLINDER 4D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1703	環明散光推注式人工水晶體 23.5D 散光度數 4D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 23.5D CYLINDER 4D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1704	環明散光推注式人工水晶體 22.0D 散光度數 4D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 22.0D CYLINDER 4D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1705	環明散光推注式人工水晶體 22.5D 散光度數 4D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 22.5D CYLINDER 4D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1706	散光非球面人工水晶體 21.0D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 21.0D CYLINDER 4D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1707	環明散光推注式人工水晶體 21.5D 散光度數 4D 如:RAYNER 573T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 21.5D CYLINDER 4D AS:RAYNER 573T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1708	散光非球面人工水晶體 20.0D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 20.0D CYLINDER 4D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1709	散光非球面人工水晶體 20.5D 散光度數 4D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 20.5D CYLINDER 4D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1710	散光非球面人工水晶體 21.5D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 21.5D CYLINDER 3D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1711	散光非球面人工水晶體 22.0D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 20.0D CYLINDER 3D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

1712	散光非球面人工水晶體 20.5D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 20.5D CYLINDER 3D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1713	散光非球面人工水晶體 21.0D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	T-FLEX ASPHERIC HYDROPHILIC LENS 21.0D CYLINDER 3D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1714	環明散光推注式人工水晶體 15.5D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 15.5D CYLINDER 3D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1715	環明散光推注式人工水晶體 16.0D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 16.0D CYLINDER 3D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1716	環明散光推注式人工水晶體 14.5D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 14.5D CYLINDER 3D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1717	環明散光推注式人工水晶體 15.0D 散光度數 3D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 15.0D CYLINDER 3D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1718	環明散光推注式人工水晶體 7.5D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 7.5D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1719	環明散光推注式人工水晶體 8.0D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 8.0D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1720	環明散光推注式人工水晶體 6.5D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 6.5D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1721	環明散光推注式人工水晶體 7.0D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 7.0D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

1722	非球面推注式人工水晶體 34.0D 如:RAYNER 970C	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 34.0D AS:RAYNER 970C	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動安全性。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1723	環明散光推注式人工水晶體 6.0D 散光度數 2D 如:RAYNER 623T	T-FLEX TORIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 6.0D CYLINDER 2D AS:RAYNER 623T	散光型人工晶體係屬功能性選擇人工晶體，除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質。所以不在健保給付內。	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	除了可增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動外還可合併治療散光得到更佳的視力品質	"一般健保片僅提供球面相差的治療,散光非球面不僅有夜間視力的提申,還併有治療散光的效果."	2744	2881.2	41899	FALSNT 0RC1RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1724	非球面推注式人工水晶體 32.0D 如:RAYNER 970C	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 32.0D AS:RAYNER 970C	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動安全性。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1725	非球面推注式人工水晶體 33.0D 如:RAYNER 970C	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 33.0D AS:RAYNER 970C	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動安全性。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1726	非球面推注式人工水晶體 27.0D 如:RAYNER 970C	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 27.0D AS:RAYNER 970C	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動安全性。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1727	非球面推注式人工水晶體 27.5D 如:RAYNER 970C	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 27.5D AS:RAYNER 970C	可降低光學系統球面像差，提昇病患視覺品質	若人工水晶體移位，可能會抵銷其效果或導致視力降低或眩光。	可降低光學系統球面像差，提昇病患視覺品質	與健保人工水晶體類似	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	1.眼罩保護眼睛2.勿搓揉眼睛3.勿朝開刀眼睛側睡4.勿提重物5.避免激烈運動6.勿使尖銳物品觸及眼睛7.陽光太強應戴墨鏡8.勿將洗臉水灑入眼睛9.遵從醫囑用藥及按時回診，如有任何不適請及時就醫。 10.不是每位白內障病患均適用，手術前需仔細評估，請與您的眼科醫師討論。

1728	非球面推注式人工水晶體 26.0D 如:RAYNER 970C	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 26.0D AS:RAYNER 970C	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動安全性。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1729	非球面推注式人工水晶體 26.5D 如:RAYNER 970C	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 26.5D AS:RAYNER 970C	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	增加對比敏感度、提高夜間視力品質及夜間活動安全性。	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
1730	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 12.0D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 12.0D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1731	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 12.5D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 12.5D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1732	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 11.0D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 11.0D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1733	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 11.5D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 11.5D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1734	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 10.0D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 10.0D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1735	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 10.5D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 10.5D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1736	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 9.0D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 9.0D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1737	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 9.5D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 9.5D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1738	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 14.0D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 14.0D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1739	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 14.5D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 14.5D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1740	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 13.0D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 13.0D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1741	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 13.5D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 13.5D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1742	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 8.0D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 8.0D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1743	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 8.5D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 8.5D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1744	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 7.0D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 7.0D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1745	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 7.5D AS:ALCON SND1T2	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 7.5D AS:ALCON SND1T2	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1746	恩視非球面人工水晶體 15.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 15.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSNWAVE7B9	無
1747	恩視非球面人工水晶體 16.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 16.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSNWAVE7B9	無

1748	恩視非球面人工水晶體 15.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 15.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1749	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 20.5D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 20.5D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT 0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1750	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 21.0D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 21.0D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT 0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

1751	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 21.5D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 21.5D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1752	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 20.0D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 20.0D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1753	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 12.5D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 12.5D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

1754	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 13.0D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 13.0D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1755	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 11.0D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 11.0D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1756	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 12.0D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 12.0D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

1757	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 10.5D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 10.5D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1758	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 8.5D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 8.5D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1759	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 11.5D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 11.5D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

1760	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 10.0D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 10.0D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1761	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 9.0D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 9.0D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1762	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 9.5D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 9.5D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

1763	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 5.0D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 5.0D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1764	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 5.5D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 5.5D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1765	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 17.0D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 17.0D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

1766	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 18.0D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 18.0D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1767	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 18.5D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 18.5D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1768	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 19.0D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 19.0D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

1769	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 17.5D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 17.5D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1770	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 13.5D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 13.5D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1771	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 14.0D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 14.0D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

1772	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 12.0D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 12.0D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1773	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 13.0D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 13.0D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1774	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 15.5D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 15.5D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

1775	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 13.5D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 13.5D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1776	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 12.5D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 12.5D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1777	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 15.0D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 15.0D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

1778	恩視非球面人工水晶體 13.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 13.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1779	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 14.0D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 14.0D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT 0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1780	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 14.5D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 14.5D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT 0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

1781	恩視非球面人工水晶體 14.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 14.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1782	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 17.0D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 17.0D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT 0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1783	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 15.0D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 15.0D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT 0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

1784	恩視非球面人工水晶體 14.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 14.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1785	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 16.5D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 16.5D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT 0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1786	恩視非球面人工水晶體 8.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 8.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無

1787	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 15.5D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 15.5D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1788	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 16.0D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 16.0D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1789	恩視非球面人工水晶體 10.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 10.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSNWAVE7B9	無

1790	恩視非球面人工水晶體 5.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 5.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1791	恩視非球面人工水晶體 9.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 9.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1792	恩視非球面人工水晶體 7.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 7.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1793	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 6.5D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 6.5D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT 0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

1794	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 30.0D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 30.0D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1795	恩視非球面人工水晶體 6.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 6.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體 , 用於白內障手術中置換患者的水晶體 ，其雙非球面零像差光學技術 ，提供了優於一般健保給付的人工水晶體 , 可有效的減少術後球面像差的干擾 , 增加夜間視力品質與清晰度 , 恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體 , 適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料 , 材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術 ，減少術後球面像差的干擾 , 增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成 , 視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障 , 減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術 ，減少術後球面像差的干擾 , 增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSNWAVE7B9	無
1796	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 6.0D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 6.0D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

1797	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 22.5D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 22.5D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1798	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 5.0D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 5.0D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1799	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 5.5D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 5.5D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

1800	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 24.5D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 24.5D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1801	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 23.0D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 23.0D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1802	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 23.5D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 23.5D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

1803	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 24.0D AS:AMO ZCT300	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 24.0D AS:AMO ZCT300	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1804	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 21.0D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 21.0D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1805	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 22.0D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 22.0D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

1806	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 22.5D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 22.5D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1807	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 23.0D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 23.0D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1808	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 21.5D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 21.5D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

1809	恩視非球面人工水晶體 4.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 4.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1810	恩視非球面人工水晶體 2.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 2.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1811	恩視非球面人工水晶體 3.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 3.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1812	恩視非球面人工水晶體 0.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 0.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1813	恩視非球面人工水晶體 1.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 1.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無

1814	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 29.5D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 29.5D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1815	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 30.0D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 30.0D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1816	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 28.5D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 28.5D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

1817	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 29.0D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 29.0D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1818	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 27.0D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 27.0D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1819	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 28.0D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 28.0D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

1820	恩視非球面人工水晶體 13.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 13.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1821	恩視非球面人工水晶體 12.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 12.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體，其雙非球面零像差光學技術，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSN WAVE7 B9	無
1822	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 27.5D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 27.5D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT 0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

1823	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 23.5D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 23.5D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1824	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 24.0D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 24.0D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1825	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 22.0D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 22.0D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

1826	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 23.0D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 23.0D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1827	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 8.5D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 8.5D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1828	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 7.5D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 7.5D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1829	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 8.0D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 8.0D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1830	優視非球面人工水晶體 25.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 25.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術 , 減少術後球面像差的干擾 , 增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位 , 度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障 , 減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術 , 減少術後球面像差的干擾 , 增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSNWAVE5B9	無
1831	優視非球面人工水晶體 25.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 25.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術 , 減少術後球面像差的干擾 , 增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位 , 度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障 , 減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術 , 減少術後球面像差的干擾 , 增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSNWAVE5B9	無
1832	優視非球面人工水晶體 26.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 26.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術 , 減少術後球面像差的干擾 , 增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位 , 度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障 , 減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術 , 減少術後球面像差的干擾 , 增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSNWAVE5B9	無

1833	優視非球面人工水晶體24.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 24.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
1834	優視非球面人工水晶體27.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 27.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
1835	優視非球面人工水晶體27.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 27.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
1836	優視非球面人工水晶體28.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 28.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
1837	優視非球面人工水晶體26.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 26.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
1838	優視非球面人工水晶體23.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 23.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
1839	優視非球面人工水晶體23.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 23.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
1840	優視非球面人工水晶體22.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 22.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無

1841	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 22.5D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 22.5D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1842	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 4.0MMX28MM AS:TERUMO DE-RD4028KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.0MMX28MM AS:TERUMO DE-RD4028KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
1843	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 4.0MMX9MM AS:TERUMO DE-RD4009KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.0MMX9MM AS:TERUMO DE-RD4009KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
1844	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 3.5MMX18MM AS:TERUMO DE-RD3518KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX18MM AS:TERUMO DE-RD3518KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
1845	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 3.0MMX33MM AS:TERUMO DE-RD3033KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.0MMX33MM AS:TERUMO DE-RD3033KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
1846	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 3.0MMX12MM AS:TERUMO DE-RD3012KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.0MMX12MM AS:TERUMO DE-RD3012KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
1847	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 2.75MMX24MM AS:TERUMO DE-RD2724KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX24MM AS:TERUMO DE-RD2724KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。

1848	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 2.5MMX38MM AS:TERUMO DE-RD2538KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX38MM AS:TERUMO DE-RD2538KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
1849	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 2.5MMX15MM AS:TERUMO DE-RD2515KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX15MM AS:TERUMO DE-RD2515KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
1850	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 2.25MMX18MM AS:TERUMO DE-RD2218KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25MMX18MM AS:TERUMO DE-RD2218KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
1851	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 2.25MMX12MM AS:TERUMO DE-RD2212KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25MMX12MM AS:TERUMO DE-RD2212KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06ELUT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
1852	愛視能非球面人工水晶體 - 2.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS - 2.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.11mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNSLAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
1853	愛視能非球面人工水晶體 37.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 37.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.70mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNSLAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
1854	愛視能非球面人工水晶體 32.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 32.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.65mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNSLAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
1855	愛視能非球面人工水晶體 28.5D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 28.5D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.60mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNSLAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
1856	愛視能非球面人工水晶體 26.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 26.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.55mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNSLAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。

1857	愛視能非球面人工水晶體23.5D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 23.5D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.50mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
1858	愛視能非球面人工水晶體21.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 21.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.45mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
1859	愛視能非球面人工水晶體18.5D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 18.5D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.40mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
1860	愛視能非球面人工水晶體16.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 16.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.35mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
1861	愛視能非球面人工水晶體13.5D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 13.5D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.30mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
1862	愛視能非球面人工水晶體11.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 11.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.25mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
1863	愛視能非球面人工水晶體7.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 7.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.20mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
1864	愛視能非球面人工水晶體3.0D AS:HANITA SEELENS AF	SEELENS AF ASPHERIC HYDROPHILIC INTRAOCULAR LENS 3.0D AS:HANITA SEELENS AF	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	仿單上列載之白內障手術可能產生的併發症。	本產品用於因年邁或外傷所造成的白內障手術，替換人體的自然水晶體。	特別針對避免像差的設計，增加對焦的準確性。 市場上1.16mm最小切口	2744	2881.2	31119	FALSNS LAF04H	全身性疾病，眼科疾病等，眼科醫師認定為不適合的病例。
1865	非球面推注式人工水晶體28.0D 如:RAYNER 970C	ASPHERIC INJECTABLE ACRYLIC LENS 28.0D AS:RAYNER 970C	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。	"非球面人工晶體係屬功能性選擇人工晶體,可以增加夜間視覺品質及對比敏感度,所以不在健保給付內"	"不像傳統的人工晶體有正球面像差,非球面人工晶體的前表面周邊經過改進後呈現放射狀對稱圓錐形.這就可以將所有的入射在晶體表面的平行光折射於共同的焦點上.因此,與標準球面晶體相比.非球面人工晶體可以提高假晶體眼患者的對比敏感性及功能視覺靈敏性."	2744	2881.2	25119	FALSN WAVE1 RY	一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

1866	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 27.5D AS：ALCON SN6AT5	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 27.5D AS：ALCON SN6AT5	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1867	優視非球面人工水晶體 1.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 1.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	特殊關節表面處理，適當的關節面間隙可避免受力集中於股骨頭的某一區域，使其受力平均將磨耗降至最低，延長植體之受命。人工髖關節置換手術，以手術方式將植入物植入。	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
1868	優視非球面人工水晶體 6.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 6.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
1869	優視非球面人工水晶體 13.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 13.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
1870	優視非球面人工水晶體 15.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 15.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
1871	優視非球面人工水晶體 20.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 20.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
1872	優視非球面人工水晶體 20.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 20.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位，度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSN WAVE5 B9	無
1873	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 13.0D AS:ALCON SND1T3	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 13.0D AS:ALCON SND1T3	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNM ULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。

1874	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 6.0D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 6.0D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無特殊不良反應	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1875	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL SMALL 130˚ 10MMX200MM AS:SYNTHES 472.115S	PFNA-II NAIL SMALL 130˚ 10MMX200MM AS:SYNTHES 472.115S	1.特殊螺旋狀設計，針對骨鬆病人能更加穩固 2.末端鎖定可選擇靜態鎖定，或動態鎖定 3.專為亞洲人設計 4.材質可增加生物相容性	*植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷. *過敏反應肇因於無法適應植入物材質. *癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙. *植入物而引起的疼痛.	1.特殊螺旋狀設計，針對骨鬆病人能更加穩固 2.末端鎖定可選擇靜態鎖定，或動態鎖定 3.專為亞洲人設計 4.材質可增加生物相容性	良好的骨板解剖塑型及交鎖固定系統使病人可以即早的活動，並提供良好的支撐穩定效果	19036	19987.8	46512	FBNG118785S1	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
1876	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130˚ 9MMX170MM LONG RIGHT AS:SYNTHES 473.065S	PFNA-II NAIL 130˚ 9MMX170MM LONG RIGHT AS:SYNTHES 473.065S	1.特殊螺旋狀設計，針對骨鬆病人能更加穩固 2.末端鎖定可選擇靜態鎖定，或動態鎖定 3.專為亞洲人設計 4.材質可增加生物相容性	*植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷. *過敏反應肇因於無法適應植入物材質. *癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙. *植入物而引起的疼痛.	1.特殊螺旋狀設計，針對骨鬆病人能更加穩固 2.末端鎖定可選擇靜態鎖定，或動態鎖定 3.專為亞洲人設計 4.材質可增加生物相容性	良好的骨板解剖塑型及交鎖固定系統使病人可以即早的活動，並提供良好的支撐穩定效果	19036	19987.8	46512	FBNG118785S1	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
1877	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130˚ 11MMX240MM AS:SYNTHES 473.806S	PFNA-II NAIL 130˚ 11MMX240MM AS:SYNTHES 473.806S	1.特殊螺旋狀設計，針對骨鬆病人能更加穩固 2.末端鎖定可選擇靜態鎖定，或動態鎖定 3.專為亞洲人設計 4.材質可增加生物相容性	*植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷. *過敏反應肇因於無法適應植入物材質. *癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙. *植入物而引起的疼痛.	1.特殊螺旋狀設計，針對骨鬆病人能更加穩固 2.末端鎖定可選擇靜態鎖定，或動態鎖定 3.專為亞洲人設計 4.材質可增加生物相容性	良好的骨板解剖塑型及交鎖固定系統使病人可以即早的活動，並提供良好的支撐穩定效果	19036	19987.8	46512	FBNG118785S1	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
1878	陶瓷人工髖關節 TOTAL HIP TRANSCEND CERAMIC LINER ID:32MM AS:MICROPORT 7400-3264	TOTAL HIP TRANSCEND CERAMIC LINER ID:32MM AS:MICROPORT 7400-3264	全人工髖關節置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	陶瓷髖關節組，有效降低磨耗。	材質更為堅硬密實、耐磨，磨耗率較低，臨床使用超過20年，破裂率低於0.004%	4018	4218.9	28981	FBHLCCERA15D	無
1879	陶瓷人工髖關節 TOTAL HIP TRANSCEND CERAMIC LINER ID:28MM AS:MICROPORT 7100-2846	TOTAL HIP TRANSCEND CERAMIC LINER ID:28MM AS:MICROPORT 7100-2846	全人工髖關節置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	陶瓷髖關節組，有效降低磨耗。	材質更為堅硬密實、耐磨，磨耗率較低，臨床使用超過20年，破裂率低於0.004%	4018	4218.9	28981	FBHLCCERA15D	無

1880	陶瓷人工髖關節 TOTAL HIP TRANSCEND 28MM CERAMIC FEMORAL HEAD +0MM NECK AS:MICROPORT 2600-0005	TOTAL HIP TRANSCEND 28MM CERAMIC FEMORAL HEAD +0MM NECK AS:MICROPORT 2600-0005	全人工髖關節置換	手術部位感染、疼痛、紅腫及發炎等。	陶瓷髖關節組，有效降低磨耗。	材質更為堅硬密實、耐磨，磨耗率較低，臨床使用超過20年，破裂率低於0.004%	4352	4569.6	23070	FBHHCCERA15D	無
1881	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 29.0D AS：ALCON SN6AT3	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 29.0D AS：ALCON SN6AT3	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1882	添視明單片型折疊式人工水晶體 29.0D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 29.0D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSNWAVE4A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1883	添視明單片型折疊式人工水晶體 25.5D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 25.5D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSNWAVE4A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1884	添視明單片型折疊式人工水晶體 22.0D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 22.0D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSNWAVE4A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1885	添視明單片型折疊式人工水晶體 18.5D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 18.5D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSNWAVE4A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1886	添視明單片型折疊式人工水晶體 15.0D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 15.0D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSNWAVE4A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1887	添視明單片型折疊式人工水晶體 11.5D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 11.5D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSNWAVE4A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1888	添視明單片型折疊式人工水晶體 8.0D AS:AMO ZCB00	TECNIS 1-PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 8.0D AS:AMO ZCB00	適用於成年患者無晶體眼的視力矯正及有效提升對比度	無特殊不良反應	添視明單片型折疊式人工水晶體為抗紫外線之後房人工水晶體.它可以補償角膜球面相差.本產品要放置在晶狀體囊袋內並替代天然晶狀體的光學功能	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	27119	FALSNWAVE4A2	反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇
1889	博讀適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.5MM X 38MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.5MM X 38MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06ELUT5SB	無
1890	博讀適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.25MM X 32MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.25MM X 32MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06ELUT5SB	無
1891	博讀適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.25MM X 28MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.25MM X 28MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06ELUT5SB	無

1892	博謨適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.25MM X 24MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.25MM X 24MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06ELUT5SB	無
1893	博謨適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.25MM X 20MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.25MM X 20MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06ELUT5SB	無
1894	博謨適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.25MM X 16MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.25MM X 16MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06ELUT5SB	無
1895	博謨適艾勒門冠狀動脈血管支架 PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.25MM X 12MM	PROMUS ELEMENT CORONARY STENT 2.25MM X 12MM	冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病	無	可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度應該小於標稱之支架長度。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。.2.本產品支架為塗藥支架。.3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57896	CBP06ELUT5SB	無
1896	可舒視立明單片型軟式人工水晶體 29.5D AS：ALCON SN6AT4	ACRYSOF TORIC INTRAOCULAR LENS 29.5D AS：ALCON SN6AT4	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無
1897	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 21.5D AS:ALCON SND1T5	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 21.5D AS:ALCON SND1T5	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1898	可舒妥瑞明非球面散光矯正單片型軟式人工水晶體 21.5D AS:ALCON SN6AT6	ACRYSOF IQ TORIC SINGLE PIECE NATURAL INTRAOCULAR LENS 21.5D AS:ALCON SN6AT6	用於首次植入眼內水晶囊袋用於矯正已存在的角膜散光及無晶體成人患者的視力，還可適用於成人患者不論是否有老花，在白內障移除後，想要促進未矯正之遠距視力、減低殘餘柱狀屈光，及遠距視力時降低對眼鏡的依賴。	無	可過濾紫外線與藍光的 Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.散光矯正	2744	2881.2	42919	FALSNT0RC2A1	無

1899	可舒視爾特智慧型非球面多焦點散光矯正單片型軟式人工水晶體 17.5D AS:ALCON SND1T4	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS 17.5D AS:ALCON SND1T4	用於矯正白內障術後無水晶體症並角膜散光有患者視力，同時可改善患者遠、近距離視力及矯正角膜散光度數。幫助患者在近距離閱讀時減低對輔助閱讀工具的依賴，並增加擺脫眼鏡的機率	無	可過濾紫外線與藍光的Acrylate/Methacrylate 聚合物	1.非球面光學鏡面設計.2.可濾部分藍光.3.老花矯正.4.散光矯正	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下(但不限於下列反應)：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、囊狀黃斑部水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、睫狀體炎、虹膜脫出、前房積膿、暫時性或持續性青光眼。
1900	恩視非球面人工水晶體 26.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 26.0D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體，用於白內障手術中置換患者的水晶體 ，其雙非球面零像差光學技術 ，提供了優於一般健保給付的人工水晶體，可有效的減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度，恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體，適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料，材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術 ，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成，視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障，減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2.獨特的AO雙非球面零像差光學技術 ，減少術後球面像差的干擾，增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSNWAVE7B9	無
1901	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 23.5D AS:AMO ZCT150	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 23.5D AS:AMO ZCT150	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"

1902	添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體 TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 19.5D AS:AMO ZCT400	TECNIS TORIC 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS 19.5D AS:AMO ZCT400	"置入傳統人工水晶體,僅可改善遠視力無法有效提升對比度及矯正散光度數"	無特殊不良反應	"可調整視力矯正功能,可同時解決遠視,近視或是散光的視力問題,提供最佳化的視力品質"	"改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點，可同時解決遠視,近視或是散光的視力矯正問題,提供最佳化的視力品質"	2744	2881.2	43119	FALSNT0RC1A2	"反覆發生嚴重的眼前段或眼後段炎症或葡萄膜炎患者.應審慎評估選擇。 白內障摘除術時手術進行困難, 可能提高併發症的機率, 例如持續出血, 虹膜明顯受損, 無法控制的正壓, 或顯著玻璃體脫垂或流失。 由於過去發生外傷或發育缺陷造成眼睛畸形, 而無法穩定地支撐人工水晶體。"
1903	恩視非球面人工水晶體 12.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	ENVISTA HYDROPHOBIC ACRYLIC INTRAOCULAR LENS 12.5D AS:BAUSCH & LOMB MX60	恩視非球面人工水晶體是通過健保局審核的自費差額功能型人工水晶體 , 用於白內障手術中置換患者的水晶體 , 其雙非球面零像差光學技術 , 提供了優於一般健保給付的人工水晶體 , 可有效的減少術後球面像差的干擾 , 增加夜間視力品質與清晰度 , 恩視非球面人工水晶體也是通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的功能型人工水晶體 , 適合需要高品質視覺的白內障患者	無	1.通過美國FDA認證的不產生香檳液泡的人工水晶體 2.一體成型的高強度厭水性壓克力材料 , 材料穩定耐久 3.獨特的AO雙非球面零像差光學技術 , 減少術後球面像差的干擾 , 增加夜間視力品質與清晰度 4. 高透光材質製成 , 視力明亮不暗淡 5. 可經由2.2mm微創傷口植入 6. 360度後表面方邊屏障 , 減少二次白內障的發生率	"不產生香檳液泡的人工水晶體.2. 獨特的AO雙非球面零像差光學技術 , 減少術後球面像差的干擾 , 增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	33319	FALSNWAVE7B9	無
1904	優視非球面人工水晶體 28.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 28.5D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2. 獨特的AO雙非球面零像差光學技術 , 減少術後球面像差的干擾 , 增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位 , 度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障 , 減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術 , 減少術後球面像差的干擾 , 增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSNWAVE5B9	無
1905	優視非球面人工水晶體 24.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	AKREOS INTRAOCULAR LENS 24.0D AS:BAUSCH & LOMB ADAPT-AO	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無	"1.一體成型親水性壓克力材料.2. 獨特的AO雙非球面零像差光學技術 , 減少術後球面像差的干擾 , 增加夜間視力品質與清晰度.3.四腳定位 , 度數穩定.4. 360度後表面方邊屏障 , 減少二次白內障的發生率"	"獨特的AO雙非球面零像差光學技術 , 減少術後球面像差的干擾 , 增加夜間視力品質與清晰度"	2744	2881.2	25819	FALSNWAVE5B9	無
1906	"麥克波特"陶瓷雙極式人工髖關節系統(自付差額品項))整組碼	"MICROPORT"CERAMIC BIPOLAR HIP SYSTEM	特殊關節表面處理，適當的關節面間隙可避免受力集中於股骨頭的某一區域，使其受力平均將磨耗降至最低，延長植體之受命。人工髖關節置換手術，以手術方式將植入物植入。	手術部位可能有紅腫、感染、疼痛、發炎之情形。	特殊關節表面處理，適當的關節面間隙可避免受力集中於股骨頭的某一區域，使其受力平均將磨耗降至最低，延長植體之受命。人工髖關節置換手術，以手術方式將植入物植入。	材質更為堅硬密實、耐磨，磨耗率較低。	35195	36695	23070	FBHBCCERA15D	1. 正確選擇植入物的尺寸，外型及設計。勿將不同製造廠之器械混合使用。2. 術前應先對病人做植入物過敏測試。
1907	"麥克波特"陶瓷雙極式人工髖關節系統(搭配組合式股骨柄)(自付差額品項)整組碼	"MICROPORT" CERAMIC BIPOLAR HIP SYSTEM	"陶瓷髖關節組，有效降低磨耗。組合式股骨頸及骨柄設計使手術傷口小,復原更快。"	手術部位可能有紅腫、感染、疼痛、發炎之情形。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	材質更為堅硬密實、耐磨，磨耗率較低。	45118	46618	23070	FBHBCCERAZ5D	於植入前應先準確確認所選擇的植入物尺寸。

1908	"麥克波特"陶瓷全人工髖關節系統(自付差額品項)整組碼	"MICROPORT"CERAMIC TOTAL HIP SYSTEM	陶瓷髖關節組，有效降低磨耗。	手術部位可能有紅腫、感染、疼痛、發炎之情形。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	材質更為堅硬密實、耐磨，磨耗率較低。	39396	40896	52051	FBHPCCERA15D	於植入前應先準確確認所選擇的植入物尺寸。
1909	"麥克波特"陶瓷全人工髖關節系統(搭配組合式股骨柄)(自付差額品項)整組碼	"MICROPORT"CERAMIC TOTAL HIP SYSTEM	"陶瓷髖關節組，有效降低磨耗。搭配組合式股骨柄，多種角度選擇，能建構出良好之關節中心。組合式股骨頸及骨柄設計使手術傷口小,復原更快。"	手術部位可能有紅腫、感染、疼痛、發炎之情形。	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	材質更為堅硬密實、耐磨，磨耗率較低，臨床使用超過20年，破裂率低於0.004%。搭配組合式股骨柄，多種角度選擇，能建構出良好之關節中心。	49319	50819	52051	FBHPCCERA45D	於植入前應先準確確認所選擇的植入物尺寸。
1910	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 6.0D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 6.0D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1911	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 6.5D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 6.5D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1912	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 7.0D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 7.0D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1913	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 7.5D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 7.5D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1914	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 8.0D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 8.0D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無

1915	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 8.5D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 8.5D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1916	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 9.0D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 9.0D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1917	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 9.5D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 9.5D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1918	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 10.0D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 10.0D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1919	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 10.5D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 10.5D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1920	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 11.0D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 11.0D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無

1921	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 11.5D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 11.5D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1922	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 12.0D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 12.0D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1923	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 12.5D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 12.5D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1924	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 13.0D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 13.0D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1925	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 13.5D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 13.5D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1926	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 14.0D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 14.0D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無

1927	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 14.5D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 14.5D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1928	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 15.0D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 15.0D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1929	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 15.5D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 15.5D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1930	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 16.0D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 16.0D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1931	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 16.5D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 16.5D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1932	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 17.0D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 17.0D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無

1933	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 17.5D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 17.5D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1934	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 18.0D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 18.0D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1935	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 18.5D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 18.5D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1936	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 19.0D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 19.0D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1937	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 19.5D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 19.5D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1938	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 20.0D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 20.0D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無

1939	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 20.5D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 20.5D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1940	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 21.0D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 21.0D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1941	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 21.5D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 21.5D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1942	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 22.0D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 22.0D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1943	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 22.5D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 22.5D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1944	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 23.0D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 23.0D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無

1945	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 23.5D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 23.5D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1946	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 24.0D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 24.0D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1947	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 24.5D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 24.5D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1948	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 25.0D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 25.0D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1949	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 25.5D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 25.5D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1950	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 26.0D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 26.0D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無

1951	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 26.5D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 26.5D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1952	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 27.0D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 27.0D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1953	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 27.5D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 27.5D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1954	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 28.0D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 28.0D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1955	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 28.5D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 28.5D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1956	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 29.0D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 29.0D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無

1957	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 29.5D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 29.5D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1958	可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體 30.0D AS:ALCON SV25T0	ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL INTRAOCULAR LENS 30.0D AS:ALCON SV25T0	"功能性水晶體為健保局同意之自費品項,民眾依據功能給付價差,健保局提供健保水晶體之給付價格,"	無	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	"功能性水晶體有包括球面/抗藍光/散光/多焦點等等不同功能,醫師依據病人需求做治療並植入水晶體.Alcon ReSTOR 2.5D屬於多焦點水晶體,可以提供病人術後看遠看近,大部分時間不需要依賴眼鏡,與健保晶體術後無法看近距離功能有差異,而且提供抗藍光功能也是健保晶體沒有的."	2744	2881.2	57119	FALSNMULT0A1	無
1959	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.00MMX8MM AS:MEDTRONIC RONYX20008X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.00MMX8MM AS:MEDTRONIC RONYX20008X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1960	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.00MMX15MM AS:MEDTRONIC RONYX20015X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.00MMX15MM AS:MEDTRONIC RONYX20015X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1961	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.00MMX18MM AS:MEDTRONIC RONYX20018X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.00MMX18MM AS:MEDTRONIC RONYX20018X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1962	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.00MMX26MM AS:MEDTRONIC RONYX20026X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.00MMX26MM AS:MEDTRONIC RONYX20026X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1963	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.00MMX30MM AS:MEDTRONIC RONYX20030X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.00MMX30MM AS:MEDTRONIC RONYX20030X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無

1964	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.25MMX12MM AS:MEDTRONIC RONYX22512X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25MMX12MM AS:MEDTRONIC RONYX22512X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1965	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.25MMX15MM AS:MEDTRONIC RONYX22515X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25MMX15MM AS:MEDTRONIC RONYX22515X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1966	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.25MMX22MM AS:MEDTRONIC RONYX22522X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25MMX22MM AS:MEDTRONIC RONYX22522X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1967	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.25MMX26MM AS:MEDTRONIC RONYX22526X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25MMX26MM AS:MEDTRONIC RONYX22526X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1968	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.25MMX34MM AS:MEDTRONIC RONYX22534X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25MMX34MM AS:MEDTRONIC RONYX22534X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1969	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.25MMX38MM AS:MEDTRONIC RONYX22538X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25MMX38MM AS:MEDTRONIC RONYX22538X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1970	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.5MMX12MM AS:MEDTRONIC RONYX25012X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX12MM AS:MEDTRONIC RONYX25012X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無

1971	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.5MMX15MM AS:MEDTRONIC RONYX25015X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX15MM AS:MEDTRONIC RONYX25015X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1972	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.5MMX22MM AS:MEDTRONIC RONYX25022X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX22MM AS:MEDTRONIC RONYX25022X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1973	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.5MMX26MM AS:MEDTRONIC RONYX25026X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX26MM AS:MEDTRONIC RONYX25026X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1974	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.5MMX34MM AS:MEDTRONIC RONYX25034X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX34MM AS:MEDTRONIC RONYX25034X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1975	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.5MMX38MM AS:MEDTRONIC RONYX25038X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX38MM AS:MEDTRONIC RONYX25038X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1976	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75MMX12MM AS:MEDTRONIC RONYX27512X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX12MM AS:MEDTRONIC RONYX27512X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1977	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75MMX15MM AS:MEDTRONIC RONYX27515X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX15MM AS:MEDTRONIC RONYX27515X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無

1978	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75MMX22MM AS:MEDTRONIC RONYX27522X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX22MM AS:MEDTRONIC RONYX27522X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1979	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75MMX26MM AS:MEDTRONIC RONYX27526X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX26MM AS:MEDTRONIC RONYX27526X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1980	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75MMX34MM AS:MEDTRONIC RONYX27534X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX34MM AS:MEDTRONIC RONYX27534X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1981	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75MMX38MM AS:MEDTRONIC RONYX27538X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX38MM AS:MEDTRONIC RONYX27538X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1982	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.00MMX12MM AS:MEDTRONIC RONYX30012X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.00MMX12MM AS:MEDTRONIC RONYX30012X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1983	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.00MMX15MM AS:MEDTRONIC RONYX30015X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.00MMX15MM AS:MEDTRONIC RONYX30015X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1984	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.00MMX22MM AS:MEDTRONIC RONYX30022X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.00MMX22MM AS:MEDTRONIC RONYX30022X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無

1985	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.00MMX26MM AS:MEDTRONIC RONYX30026X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.00MMX26MM AS:MEDTRONIC RONYX30026X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1986	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.00MMX34MM AS:MEDTRONIC RONYX30034X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.00MMX34MM AS:MEDTRONIC RONYX30034X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1987	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.00MMX38MM AS:MEDTRONIC RONYX30038X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.00MMX38MM AS:MEDTRONIC RONYX30038X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1988	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.5MMX12MM AS:MEDTRONIC RONYX35012X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX12MM AS:MEDTRONIC RONYX35012X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1989	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.5MMX15MM AS:MEDTRONIC RONYX35015X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX15MM AS:MEDTRONIC RONYX35015X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1990	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.5MMX22MM AS:MEDTRONIC RONYX35022X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX22MM AS:MEDTRONIC RONYX35022X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1991	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.5MMX26MM AS:MEDTRONIC RONYX35026X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX26MM AS:MEDTRONIC RONYX35026X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無

1992	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.5MMX34MM AS:MEDTRONIC RONYX35034X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX34MM AS:MEDTRONIC RONYX35034X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1993	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.5MMX38MM AS:MEDTRONIC RONYX35038X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX38MM AS:MEDTRONIC RONYX35038X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1994	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.00MMX12MM AS:MEDTRONIC RONYX40012X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.00MMX12MM AS:MEDTRONIC RONYX40012X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1995	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.00MMX15MM AS:MEDTRONIC RONYX40015X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.00MMX15MM AS:MEDTRONIC RONYX40015X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1996	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.00MMX22MM AS:MEDTRONIC RONYX40022X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.00MMX22MM AS:MEDTRONIC RONYX40022X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1997	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.00MMX26MM AS:MEDTRONIC RONYX40026X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.00MMX26MM AS:MEDTRONIC RONYX40026X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
1998	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.00MMX34MM AS:MEDTRONIC RONYX40034X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.00MMX34MM AS:MEDTRONIC RONYX40034X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無

1999	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.00MMX38MM AS:MEDTRONIC RONYX40038X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.00MMX38MM AS:MEDTRONIC RONYX40038X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
2000	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.00MMX12MM AS:MEDTRONIC RONYX20012X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.00MMX12MM AS:MEDTRONIC RONYX20012X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
2001	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.00MMX22MM AS:MEDTRONIC RONYX20022X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.00MMX22MM AS:MEDTRONIC RONYX20022X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
2002	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.25MMX8MM AS:MEDTRONIC RONYX22508X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25MMX8MM AS:MEDTRONIC RONYX22508X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
2003	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.25MMX18MM AS:MEDTRONIC RONYX22518X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25MMX18MM AS:MEDTRONIC RONYX22518X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
2004	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.25MMX30MM AS:MEDTRONIC RONYX22530X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25MMX30MM AS:MEDTRONIC RONYX22530X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
2005	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.5MMX8MM AS:MEDTRONIC RONYX25008X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX8MM AS:MEDTRONIC RONYX25008X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無

2006	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.5MMX18MM AS:MEDTRONIC RONYX25018X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX18MM AS:MEDTRONIC RONYX25018X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
2007	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.5MMX30MM AS:MEDTRONIC RONYX25030X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.5MMX30MM AS:MEDTRONIC RONYX25030X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
2008	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75MMX8MM AS:MEDTRONIC RONYX27508X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX8MM AS:MEDTRONIC RONYX27508X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
2009	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75MMX18MM AS:MEDTRONIC RONYX27518X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX18MM AS:MEDTRONIC RONYX27518X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
2010	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75MMX30MM AS:MEDTRONIC RONYX27530X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75MMX30MM AS:MEDTRONIC RONYX27530X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
2011	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.00MMX8MM AS:MEDTRONIC RONYX30008X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.00MMX8MM AS:MEDTRONIC RONYX30008X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
2012	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.00MMX18MM AS:MEDTRONIC RONYX30018X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.00MMX18MM AS:MEDTRONIC RONYX30018X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無

2013	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.00MMX30MM AS:MEDTRONIC RONYX30030X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.00MMX30MM AS:MEDTRONIC RONYX30030X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
2014	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.5MMX8MM AS:MEDTRONIC RONYX35008X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX8MM AS:MEDTRONIC RONYX35008X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
2015	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.5MMX18MM AS:MEDTRONIC RONYX35018X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX18MM AS:MEDTRONIC RONYX35018X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
2016	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.5MMX30MM AS:MEDTRONIC RONYX35030X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.5MMX30MM AS:MEDTRONIC RONYX35030X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
2017	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.00MMX8MM AS:MEDTRONIC RONYX40008X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.00MMX8MM AS:MEDTRONIC RONYX40008X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
2018	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.00MMX18MM AS:MEDTRONIC RONYX40018X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.00MMX18MM AS:MEDTRONIC RONYX40018X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
2019	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.00MMX30MM AS:MEDTRONIC RONYX40030X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.00MMX30MM AS:MEDTRONIC RONYX40030X	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	1.過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。2.請勿將本產品與有機溶劑(如酒精或清潔劑)接觸，或以有機溶劑擦拭本產品。	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)	糖尿病、多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、 急性心肌梗塞(AMI)、 不穩定型心?痛(UA)	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT6M4	無
2020	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管 5FR 4MMX20MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 400020	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 4MMX20MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 400020	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04LTX35QC	無

2021	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管5FR 4MMX40MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 400040	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 4MMX40MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 400040	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2022	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管5FR 4MMX60MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 400060	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 4MMX60MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 400060	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2023	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管5FR 4MMX80MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 400080	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 4MMX80MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 400080	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2024	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管5FR 4MMX100MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 400100	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 4MMX100MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 400100	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2025	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管5FR 4MMX120MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 400120	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 4MMX120MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 400120	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2026	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管5FR 4MMX150MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 400150	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 4MMX150MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 400150	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2027	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管5FR 5MMX20MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 500020	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 5MMX20MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 500020	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2028	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管5FR 5MMX40MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 500040	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 5MMX40MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 500040	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無

2029	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管5FR 5MMX60MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 500060	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 5MMX60MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 500060	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2030	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管5FR 5MMX80MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 500080	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 5MMX80MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 500080	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2031	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管5FR 5MMX100MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 500100	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 5MMX100MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 500100	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2032	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管5FR 5MMX120MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 500120	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 5MMX120MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 500120	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2033	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管5FR 5MMX150MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 500150	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 5MMX150MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 500150	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2034	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管6FR 6MMX20MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 600020	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 6FR 6MMX20MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 600020	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2035	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管6FR 6MMX40MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 600040	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 6FR 6MMX40MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 600040	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2036	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管6FR 6MMX60MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 600060	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 6FR 6MMX60MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 600060	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無

2037	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管6FR 6MMX80MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 600080	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 6FR 6MMX80MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 600080	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2038	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管6FR 6MMX100MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 600100	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 6FR 6MMX100MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 600100	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2039	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管6FR 6MMX120MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 600120	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 6FR 6MMX120MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 600120	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2040	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管6FR 6MMX150MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 600150	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 6FR 6MMX150MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 600150	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2041	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管6FR 7MMX20MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 700020	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 6FR 7MMX20MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 700020	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2042	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管6FR 7MMX40MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 700040	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 6FR 7MMX40MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 700040	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2043	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管6FR 7MMX60MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 700060	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 6FR 7MMX60MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 700060	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2044	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管6FR 7MMX80MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 700080	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 6FR 7MMX80MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 700080	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無

2045	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管6FR 7MMX100MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 700100	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 6FR 7MMX100MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 700100	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2046	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管6FR 7MMX120MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 700120	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 6FR 7MMX120MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 700120	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2047	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管6FR 7MMX150MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 700150	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 6FR 7MMX150MMX130CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050613 700150	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2048	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管5FR 4MMX20MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 400020	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 4MMX20MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 400020	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2049	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管5FR 4MMX40MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 400040	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 4MMX40MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 400040	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2050	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管5FR 4MMX60MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 400060	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 4MMX60MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 400060	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2051	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管5FR 4MMX80MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 400080	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 4MMX80MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 400080	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2052	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管5FR 4MMX100MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 400100	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 4MMX100MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 400100	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無

2053	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管5FR 4MMX120MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 400120	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 4MMX120MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 400120	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2054	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管5FR 4MMX150MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 400150	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 4MMX150MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 400150	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2055	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管5FR 5MMX20MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 500020	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 5MMX20MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 500020	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2056	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管5FR 5MMX40MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 500040	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 5MMX40MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 500040	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2057	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管5FR 5MMX60MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 500060	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 5MMX60MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 500060	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2058	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管5FR 5MMX80MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 500080	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 5MMX80MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 500080	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2059	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管5FR 5MMX100MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 500100	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 5MMX100MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 500100	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2060	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管5FR 5MMX120MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 500120	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 5MMX120MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 500120	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無

2061	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管5FR 5MMX150MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 500150	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 5MMX150MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 500150	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2062	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管6FR 6MMX20MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 600020	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 6FR 6MMX20MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 600020	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2063	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管6FR 6MMX40MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 600040	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 6FR 6MMX40MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 600040	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2064	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管6FR 6MMX60MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 600060	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 6FR 6MMX60MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 600060	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2065	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管6FR 6MMX80MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 600080	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 6FR 6MMX80MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 600080	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2066	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管6FR 6MMX100MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 600100	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 6FR 6MMX100MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 600100	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2067	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管6FR 6MMX120MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 600120	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 6FR 6MMX120MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 600120	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2068	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管6FR 6MMX150MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 600150	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 6FR 6MMX150MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 600150	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無

2069	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管6FR 7MMX20MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 700020	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 6FR 7MMX20MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 700020	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2070	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管6FR 7MMX40MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 700040	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 6FR 7MMX40MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 700040	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2071	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管6FR 7MMX60MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 700060	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 6FR 7MMX60MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 700060	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2072	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管6FR 7MMX80MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 700080	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 6FR 7MMX80MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 700080	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2073	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管6FR 7MMX100MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 700100	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 6FR 7MMX100MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 700100	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2074	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管6FR 7MMX120MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 700120	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 6FR 7MMX120MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 700120	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2075	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊導管6FR 7MMX150MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 700150	LTX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 6FR 7MMX150MMX75CM 0.035" AS:CLEARSTREAM 9050675 700150	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)、自體動靜脈?管或人工動靜脈?管(native or synthetic arteriovenous fistula) 的狹窄或阻塞血管病灶。	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率80~90%	28773	30211.65	40288	CBC04L TX35QC	無
2076	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +8.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +8.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

2077	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +8.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +8.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2078	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +9.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +9.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2079	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +9.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +9.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2080	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +10.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +10.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2081	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +10.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +10.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2082	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +11.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +11.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

2083	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +11.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +11.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2084	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +12.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +12.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2085	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +12.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +12.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2086	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +13.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +13.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2087	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +13.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +13.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2088	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +14.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +14.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

2089	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +14.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +14.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2090	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +15.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +15.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2091	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +15.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +15.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2092	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +16.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +16.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2093	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +16.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +16.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2094	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +17.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +17.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

2095	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +17.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +17.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2096	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +18.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +18.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2097	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +18.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +18.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2098	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +19.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +19.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2099	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +19.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +19.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2100	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +20.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +20.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

2101	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +20.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +20.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2102	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +21.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +21.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2103	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +21.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +21.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2104	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +22.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +22.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2105	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +22.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +22.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2106	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +23.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +23.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

2107	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +23.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +23.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2108	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +24.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +24.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2109	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +24.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +24.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2110	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +25.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +25.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2111	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +25.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +25.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2112	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +26.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +26.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

2113	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +26.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +26.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2114	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +27.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +27.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2115	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +28.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +28.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2116	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +29.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +29.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2117	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +30.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +30.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF15	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2118	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +0.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +0.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

2119	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +1.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +1.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2120	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +2.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +2.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2121	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +3.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +3.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2122	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +4.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +4.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2123	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +5.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +5.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2124	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +6.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +6.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

2125	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +7.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +7.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2126	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +8.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +8.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2127	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +9.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +9.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2128	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +10.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +10.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2129	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +10.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +10.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2130	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +11.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +11.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

2131	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +11.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +11.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2132	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +12.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +12.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2133	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +12.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +12.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2134	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +13.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +13.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2135	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +13.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +13.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2136	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +14.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +14.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

2137	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +14.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +14.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2138	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +15.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +15.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2139	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +15.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +15.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2140	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +16.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +16.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2141	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +16.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +16.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2142	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +17.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +17.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

2143	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +17.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +17.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2144	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +18.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +18.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2145	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +18.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +18.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2146	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +19.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +19.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2147	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +19.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +19.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2148	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +20.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +20.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

2149	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +20.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +20.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2150	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +21.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +21.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2151	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +21.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +21.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2152	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +22.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +22.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2153	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +22.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +22.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2154	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +23.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +23.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

2155	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +23.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +23.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2156	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +24.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +24.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2157	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +24.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +24.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2158	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +25.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +25.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2159	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +25.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +25.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2160	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +26.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +26.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

2161	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +26.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +26.5D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2162	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +27.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +27.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2163	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +28.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +28.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2164	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +29.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +29.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2165	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 +30.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC +30.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可過濾UV, 可提供ADD1.5D 及+3.0D，鑽石精密切割，方邊設計，低PCO，光學區上下遠近焦點設計，白天夜晚對比敏感度佳，低光損失，低光暈眩光"	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2166	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 -1.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC -1.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可過濾UV, 可提供ADD1.5D 及+3.0D，鑽石精密切割，方邊設計，低PCO，光學區上下遠近焦點設計，白天夜晚對比敏感度佳，低光損失，低光暈眩光"	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

2167	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 -2.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC -2.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可過濾UV, 可提供ADD1.5D 及+3.0D，鑽石精密切割，方邊設計，低PCO，光學區上下遠近焦點設計，白天夜晚對比敏感度佳，低光損失，低光量眩光"	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2168	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 -3.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC -3.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可過濾UV, 可提供ADD1.5D 及+3.0D，鑽石精密切割，方邊設計，低PCO，光學區上下遠近焦點設計，白天夜晚對比敏感度佳，低光損失，低光量眩光"	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2169	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 -4.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC -4.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可過濾UV, 可提供ADD1.5D 及+3.0D，鑽石精密切割，方邊設計，低PCO，光學區上下遠近焦點設計，白天夜晚對比敏感度佳，低光損失，低光量眩光"	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2170	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 -5.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC -5.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可過濾UV, 可提供ADD1.5D 及+3.0D，鑽石精密切割，方邊設計，低PCO，光學區上下遠近焦點設計，白天夜晚對比敏感度佳，低光損失，低光量眩光"	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2171	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 -6.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC -6.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可過濾UV, 可提供ADD1.5D 及+3.0D，鑽石精密切割，方邊設計，低PCO，光學區上下遠近焦點設計，白天夜晚對比敏感度佳，低光損失，低光量眩光"	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2172	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 -7.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC -7.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可過濾UV, 可提供ADD1.5D 及+3.0D，鑽石精密切割，方邊設計，低PCO，光學區上下遠近焦點設計，白天夜晚對比敏感度佳，低光損失，低光量眩光"	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。

2173	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 -8.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC -8.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可過濾UV, 可提供ADD1.5D 及+3.0D，鑽石精密切割，方邊設計，低PCO，光學區上下遠近焦點設計，白天夜晚對比敏感度佳，低光損失，低光量眩光"	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2174	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 -9.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC -9.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可過濾UV, 可提供ADD1.5D 及+3.0D，鑽石精密切割，方邊設計，低PCO，光學區上下遠近焦點設計，白天夜晚對比敏感度佳，低光損失，低光量眩光"	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2175	藍提視多焦點散光人工水晶體 多焦點型 -10.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	LENTIS HYDROSMART POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS WITH MULTIFOCAL TORIC OPTIC -10.0D AS:OCULENTIS LS-313 MF30	本產品有多焦點設計，可調節焦距改善老花視力。健保給付品項則無此功能。	"植入任何人工水晶體的併發症,基本上與白內障手術的併發症相同如:角膜變性、人工水晶體下陷、晶狀體摘除或置換、角膜水腫、出血、人工水晶體脫位或半脫位、虹膜睫狀體炎或玻璃體炎。"	"可過濾UV, 可提供ADD1.5D 及+3.0D，鑽石精密切割，方邊設計，低PCO，光學區上下遠近焦點設計，白天夜晚對比敏感度佳，低光損失，低光量眩光"	1.可吸收紫外線之人工水晶體。 2.前光學區有扇形區附增度數+3.0D或+1.5D，以增加焦距深度。 3.區域折射設計，降低光干擾，增加良好的視覺及對比敏感度。	2744	2881.2	64000	FALSNM ULT14L	建議使用手動驗光，一個月內眼睛不能碰水、揉眼睛、低頭提重物、外出請戴太陽眼鏡。
2176	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 6.0D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 6.0D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2177	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 6.5D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 6.5D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2178	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 7.0D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 7.0D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2179	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 7.5D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 7.5D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無

2180	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 8.0D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 8.0D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2181	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 8.5D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 8.5D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2182	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 9.0D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 9.0D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2183	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 9.5D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 9.5D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2184	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 10.0D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 10.0D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2185	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 10.5D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 10.5D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2186	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 11.0D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 11.0D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無

2187	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 11.5D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 11.5D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2188	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 12.0D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 12.0D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2189	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 12.5D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 12.5D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2190	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 13.0D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 13.0D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2191	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 13.5D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 13.5D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2192	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 14.0D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 14.0D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2193	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 14.5D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 14.5D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無

2194	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 15.0D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 15.0D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2195	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 15.5D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 15.5D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2196	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 16.0D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 16.0D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2197	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 16.5D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 16.5D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2198	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 17.0D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 17.0D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2199	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 17.5D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 17.5D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2200	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 18.0D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 18.0D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無

2201	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 18.5D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 18.5D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2202	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 19.0D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 19.0D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2203	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 19.5D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 19.5D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2204	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 20.0D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 20.0D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2205	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 20.5D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 20.5D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2206	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 21.0D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 21.0D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2207	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 21.5D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 21.5D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無

2208	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 22.0D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 22.0D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2209	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 22.5D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 22.5D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2210	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 23.0D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 23.0D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2211	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 23.5D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 23.5D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2212	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 24.0D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 24.0D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2213	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 24.5D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 24.5D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2214	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 25.0D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 25.0D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無

2215	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 25.5D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 25.5D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2216	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 26.0D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 26.0D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2217	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 26.5D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 26.5D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2218	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 27.0D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 27.0D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2219	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 27.5D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 27.5D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2220	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 28.0D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 28.0D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2221	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 28.5D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 28.5D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無

2222	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 29.0D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 29.0D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2223	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 29.5D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 29.5D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2224	植入器預載式單片非球面黃色人工水晶體 30.0D AS:HOYA XY1	VIVINEX ISERT PRELOADED IOL 30.0D AS:HOYA XY1	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	如同其他一般手術也具有危險性，白內障手術與水晶體植入術可能引發的併發症如下（但不限於下列反應）：角膜內皮細胞受損、眼內炎、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑水腫、角膜水腫、瞳孔閉鎖、虹膜脫出、睫狀體炎。	用以白內障手術時無水晶體眼的視力矯正	1. 植入器預載式 (Pre-loaded)2. 負像差非球面設計3. 過濾部分藍光	2744	2881.2	36000	FALSN WAVE3 HY	無
2225	添視明新視延單片型人工水晶體 5.0D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 5.0D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2226	添視明新視延單片型人工水晶體 5.5D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 5.5D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2227	添視明新視延單片型人工水晶體 6.0D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 6.0D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2228	添視明新視延單片型人工水晶體 6.5D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 6.5D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2229	添視明新視延單片型人工水晶體 7.0D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 7.0D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2230	添視明新視延單片型人工水晶體 7.5D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 7.5D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2231	添視明新視延單片型人工水晶體 8.0D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 8.0D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無

2232	添視明新視延單片型人工水晶體 8.5D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 8.5D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2233	添視明新視延單片型人工水晶體 9.0D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 9.0D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2234	添視明新視延單片型人工水晶體 9.5D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 9.5D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2235	添視明新視延單片型人工水晶體 10.0D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 10.0D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2236	添視明新視延單片型人工水晶體 10.5D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 10.5D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2237	添視明新視延單片型人工水晶體 11.0D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 11.0D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2238	添視明新視延單片型人工水晶體 11.5D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 11.5D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2239	添視明新視延單片型人工水晶體 12.0D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 12.0D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2240	添視明新視延單片型人工水晶體 12.5D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 12.5D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2241	添視明新視延單片型人工水晶體 13.0D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 13.0D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2242	添視明新視延單片型人工水晶體 13.5D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 13.5D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2243	添視明新視延單片型人工水晶體 14.0D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 14.0D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無

2244	添視明新視延單片型人工水晶體 14.5D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 14.5D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2245	添視明新視延單片型人工水晶體 15.0D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 15.0D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2246	添視明新視延單片型人工水晶體 15.5D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 15.5D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2247	添視明新視延單片型人工水晶體 16.0D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 16.0D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2248	添視明新視延單片型人工水晶體 16.5D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 16.5D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2249	添視明新視延單片型人工水晶體 17.0D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 17.0D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2250	添視明新視延單片型人工水晶體 17.5D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 17.5D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2251	添視明新視延單片型人工水晶體 18.0D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 18.0D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2252	添視明新視延單片型人工水晶體 18.5D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 18.5D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2253	添視明新視延單片型人工水晶體 19.0D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 19.0D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2254	添視明新視延單片型人工水晶體 19.5D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 19.5D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2255	添視明新視延單片型人工水晶體 20.0D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 20.0D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無

2256	添視明新視延單片型人工水晶體 20.5D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 20.5D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2257	添視明新視延單片型人工水晶體 21.0D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 21.0D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2258	添視明新視延單片型人工水晶體 21.5D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 21.5D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2259	添視明新視延單片型人工水晶體 22.0D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 22.0D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2260	添視明新視延單片型人工水晶體 22.5D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 22.5D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2261	添視明新視延單片型人工水晶體 23.0D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 23.0D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2262	添視明新視延單片型人工水晶體 23.5D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 23.5D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2263	添視明新視延單片型人工水晶體 24.0D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 24.0D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2264	添視明新視延單片型人工水晶體 24.5D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 24.5D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2265	添視明新視延單片型人工水晶體 25.0D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 25.0D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2266	添視明新視延單片型人工水晶體 25.5D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 25.5D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2267	添視明新視延單片型人工水晶體 26.0D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 26.0D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無

2268	添視明新視延單片型人工水晶體 26.5D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 26.5D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2269	添視明新視延單片型人工水晶體 27.0D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 27.0D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2270	添視明新視延單片型人工水晶體 27.5D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 27.5D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2271	添視明新視延單片型人工水晶體 28.0D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 28.0D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2272	添視明新視延單片型人工水晶體 28.5D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 28.5D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2273	添視明新視延單片型人工水晶體 29.0D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 29.0D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2274	添視明新視延單片型人工水晶體 29.5D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 29.5D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2275	添視明新視延單片型人工水晶體 30.0D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 30.0D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2276	添視明新視延單片型人工水晶體 30.5D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 30.5D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2277	添視明新視延單片型人工水晶體 31.0D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 31.0D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2278	添視明新視延單片型人工水晶體 31.5D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 31.5D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2279	添視明新視延單片型人工水晶體 32.0D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 32.0D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無

2280	添視明新視延單片型人工水晶體 32.5D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 32.5D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2281	添視明新視延單片型人工水晶體 33.0D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 33.0D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2282	添視明新視延單片型人工水晶體 33.5D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 33.5D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2283	添視明新視延單片型人工水晶體 34.0D AS:AMO ZXR00	TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION 1-PIECE IOL 34.0D AS:AMO ZXR00	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	無特殊不良反應	提供白內障手術病患更多元化選擇。可提供連續範圍的高品質視力，延伸視力範圍，改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點。	改善一般功能水晶體術後喪失調節能力的缺點	2744	2881.2	75000	FALSNS ERV1A2	無
2284	百優人工髖關節系統 陶瓷股骨頭 BIOLOX OPTION CERAMIC FEMORAL HEAD 28X-3.0 AS:ZIMMER 00-8777-028-01	BIOLOX OPTION CERAMIC FEMORAL HEAD 28X-3.0 AS:ZIMMER 00-8777-028-01	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	無	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的最新人工髖關節系統，除了是現今最耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及絕佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	4352	4569.6	68000	FBHHCC ERR3Z1	無
2285	百優人工髖關節系統 陶瓷股骨頭 BIOLOX OPTION CERAMIC FEMORAL HEAD 28X0 AS:ZIMMER 00-8777-028-02	BIOLOX OPTION CERAMIC FEMORAL HEAD 28X0 AS:ZIMMER 00-8777-028-02	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	無	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的最新人工髖關節系統，除了是現今最耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及絕佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	4352	4569.6	68000	FBHHCC ERR3Z1	無
2286	百優人工髖關節系統 陶瓷股骨頭 BIOLOX OPTION CERAMIC FEMORAL HEAD 28X+3.5 AS:ZIMMER 00-8777-028-03	BIOLOX OPTION CERAMIC FEMORAL HEAD 28X+3.5 AS:ZIMMER 00-8777-028-03	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	無	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的最新人工髖關節系統，除了是現今最耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及絕佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	4352	4569.6	68000	FBHHCC ERR3Z1	無
2287	百優人工髖關節系統 陶瓷股骨頭 BIOLOX OPTION CERAMIC FEMORAL HEAD 28X+7 AS:ZIMMER 00-8777-028-04	BIOLOX OPTION CERAMIC FEMORAL HEAD 28X+7 AS:ZIMMER 00-8777-028-04	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	無	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的最新人工髖關節系統，除了是現今最耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及絕佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	4352	4569.6	68000	FBHHCC ERR3Z1	無
2288	百優人工髖關節系統 陶瓷股骨頭 BIOLOX OPTION CERAMIC FEMORAL HEAD 32X-3.0 AS:ZIMMER 00-8777-032-01	BIOLOX OPTION CERAMIC FEMORAL HEAD 32X-3.0 AS:ZIMMER 00-8777-032-01	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	無	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的最新人工髖關節系統，除了是現今最耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及絕佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	4352	4569.6	68000	FBHHCC ERR3Z1	無
2289	百優人工髖關節系統 陶瓷股骨頭 BIOLOX OPTION CERAMIC FEMORAL HEAD 32X0 AS:ZIMMER 00-8777-032-02	BIOLOX OPTION CERAMIC FEMORAL HEAD 32X0 AS:ZIMMER 00-8777-032-02	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	無	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的最新人工髖關節系統，除了是現今最耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及絕佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	4352	4569.6	68000	FBHHCC ERR3Z1	無

2290	百優人工髖關節系統 陶瓷股骨頭 BIOLOX OPTION CERAMIC FEMORAL HEAD 32X+3.5 AS:ZIMMER 00-8777-032-03	BIOLOX OPTION CERAMIC FEMORAL HEAD 32X+3.5 AS:ZIMMER 00-8777-032-03	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	無	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的最新人工髖關節系統，除了是現今最耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及絕佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	4352	4569.6	68000	FBHHCCERR3Z1	無
2291	百優人工髖關節系統 陶瓷股骨頭 BIOLOX OPTION CERAMIC FEMORAL HEAD 32X+7 AS:ZIMMER 00-8777-032-04	BIOLOX OPTION CERAMIC FEMORAL HEAD 32X+7 AS:ZIMMER 00-8777-032-04	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	無	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的最新人工髖關節系統，除了是現今最耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及絕佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	4352	4569.6	68000	FBHHCCERR3Z1	無
2292	百優人工髖關節系統 陶瓷股骨頭 BIOLOX OPTION CERAMIC FEMORAL HEAD 36X-3.0 AS:ZIMMER 00-8777-036-01	BIOLOX OPTION CERAMIC FEMORAL HEAD 36X-3.0 AS:ZIMMER 00-8777-036-01	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	無	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的最新人工髖關節系統，除了是現今最耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及絕佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	4352	4569.6	68000	FBHHCCERR3Z1	無
2293	百優人工髖關節系統 陶瓷股骨頭 BIOLOX OPTION CERAMIC FEMORAL HEAD 36X0 AS:ZIMMER 00-8777-036-02	BIOLOX OPTION CERAMIC FEMORAL HEAD 36X0 AS:ZIMMER 00-8777-036-02	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	無	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的最新人工髖關節系統，除了是現今最耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及絕佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	4352	4569.6	68000	FBHHCCERR3Z1	無
2294	百優人工髖關節系統 陶瓷股骨頭 BIOLOX OPTION CERAMIC FEMORAL HEAD 36X+3.5 AS:ZIMMER 00-8777-036-03	BIOLOX OPTION CERAMIC FEMORAL HEAD 36X+3.5 AS:ZIMMER 00-8777-036-03	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	無	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的最新人工髖關節系統，除了是現今最耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及絕佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	4352	4569.6	68000	FBHHCCERR3Z1	無
2295	百優人工髖關節系統 陶瓷股骨頭 BIOLOX OPTION CERAMIC FEMORAL HEAD 36X+7 AS:ZIMMER 00-8777-036-04	BIOLOX OPTION CERAMIC FEMORAL HEAD 36X+7 AS:ZIMMER 00-8777-036-04	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	無	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的最新人工髖關節系統，除了是現今最耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及絕佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	4352	4569.6	68000	FBHHCCERR3Z1	無
2296	百優人工髖關節系統 陶瓷股骨頭 BIOLOX OPTION CERAMIC FEMORAL HEAD 40X-3.0 AS:ZIMMER 00-8777-040-01	BIOLOX OPTION CERAMIC FEMORAL HEAD 40X-3.0 AS:ZIMMER 00-8777-040-01	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	無	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的最新人工髖關節系統，除了是現今最耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及絕佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	4352	4569.6	68000	FBHHCCERR3Z1	無
2297	百優人工髖關節系統 陶瓷股骨頭 BIOLOX OPTION CERAMIC FEMORAL HEAD 40X0 AS:ZIMMER 00-8777-040-02	BIOLOX OPTION CERAMIC FEMORAL HEAD 40X0 AS:ZIMMER 00-8777-040-02	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	無	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的最新人工髖關節系統，除了是現今最耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及絕佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	4352	4569.6	68000	FBHHCCERR3Z1	無

2298	百優人工髖關節系統 陶瓷股骨頭 BIOLOX OPTION CERAMIC FEMORAL HEAD 40X+3.5 AS:ZIMMER 00-8777-040-03	BIOLOX OPTION CERAMIC FEMORAL HEAD 40X+3.5 AS:ZIMMER 00-8777-040-03	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	無	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的最新人工髖關節系統，除了是現今最耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及絕佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	4352	4569.6	68000	FBHHCCERR3Z1	無
2299	百優人工髖關節系統 陶瓷股骨頭 BIOLOX OPTION CERAMIC FEMORAL HEAD 40X+7 AS:ZIMMER 00-8777-040-04	BIOLOX OPTION CERAMIC FEMORAL HEAD 40X+7 AS:ZIMMER 00-8777-040-04	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	無	患者過去安裝於患肢的體內人工植體(endoprostheses)及/或全髖關節組件已失效。	第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的最新人工髖關節系統，除了是現今最耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及絕佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	4352	4569.6	68000	FBHHCCERR3Z1	無
2300	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 48MMX2.50MM AS:BOSTON H7493926248250	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 48MMX2.50MM AS:BOSTON H7493926248250	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。5.需有專科執照醫師使用。
2301	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 48MMX2.75MM AS:BOSTON H7493926248270	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 48MMX2.75MM AS:BOSTON H7493926248270	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。5.需有專科執照醫師使用。

2302	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 48MMX3.00MM AS:BOSTON H7493926248300	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 48MMX3.00MM AS:BOSTON H7493926248300	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。5.需有專科執照醫師使用。
2303	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 48MMX3.50MM AS:BOSTON H7493926248350	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 48MMX3.50MM AS:BOSTON H7493926248350	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。5.需有專科執照醫師使用。
2304	新能吉艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 48MMX4.00MM AS:BOSTON H7493926248400	SYNERGY EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 48MMX4.00MM AS:BOSTON H7493926248400	適用於冠狀動脈血管病灶所引發有症狀之缺血性心臟病患者，可以改善冠狀動脈血管內直徑的尺寸，治療的病灶長度。	無	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	1.有健保給付僅傳統支架（無藥物塗層）。2.本產品支架為塗藥支架。3.使用塗藥支架可以降低血管的再狹窄。	14099	14803.95	57197	CBP06ELUT9SB	1. 導管採無菌供應，以EO滅菌。只供單次使用，不可重覆。2. 儲存於低溫、乾燥處。3. 產品必須為密封及無受損時才有效，包裝不完整或過使用效期皆不可使用。4. 使用前檢查所有配件是否有瑕疵。若有任何受損不可使用。5.需有專科執照醫師使用。
2305	路透尼斯014經皮穿刺血管成型術藥物塗層 球囊導管 5FR 4.0X40 AS:BARD 9020515 400040	LUTONIX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 4.0X40 AS:BARD 9020515 400040	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率約80%	28773	30211.65	34789	CBC0490205BA	無

2306	路透尼斯014經皮穿刺血管成型術藥物塗層 球囊導管 5FR 4.0X80 AS:BARD 9020515 400080	LUTONIX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 4.0X80 AS:BARD 9020515 400080	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率約80%	28773	30211.65	34789	CBC0490205BA	無
2307	路透尼斯014經皮穿刺血管成型術藥物塗層 球囊導管 5FR 4.0X100 AS:BARD 9020515 400100	LUTONIX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 4.0X100 AS:BARD 9020515 400100	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率約80%	28773	30211.65	34789	CBC0490205BA	無
2308	路透尼斯014經皮穿刺血管成型術藥物塗層 球囊導管 5FR 4.0X120 AS:BARD 9020515 400120	LUTONIX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 4.0X120 AS:BARD 9020515 400120	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率約80%	28773	30211.65	34789	CBC0490205BA	無
2309	路透尼斯014經皮穿刺血管成型術藥物塗層 球囊導管 5FR 4.0X150 AS:BARD 9020515 400150	LUTONIX 014 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER 5FR 4.0X150 AS:BARD 9020515 400150	本產品適用於用作PTA導管，以擴張下肢血管(lower extremities)的狹窄或阻塞血管病灶。	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	藥物會抑制血管壁內膜增生，防止血管再狹窄。一年後血管暢通率約80%	28773	30211.65	34789	CBC0490205BA	無
2310	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 11	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 11	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNPLSZ14N	無
2311	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 11.5	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 11.5	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNPLSZ14N	無
2312	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 12	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 12	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNPLSZ14N	無
2313	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 12.5	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 12.5	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNPLSZ14N	無

2314	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 13	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 13	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNP LSZ14N	無
2315	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 13.5	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 13.5	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNP LSZ14N	無
2316	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 14	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 14	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNP LSZ14N	無
2317	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 14.5	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 14.5	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNP LSZ14N	無
2318	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 15	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 15	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNP LSZ14N	無
2319	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 15.5	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 15.5	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNP LSZ14N	無

2320	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 16	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 16	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNP LSZ14N	無
2321	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 16.5	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 16.5	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNP LSZ14N	無
2322	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 17	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 17	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNP LSZ14N	無
2323	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 17.5	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 17.5	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNP LSZ14N	無
2324	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 18	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 18	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNP LSZ14N	無
2325	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 18.5	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 18.5	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNP LSZ14N	無

2326	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 19	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 19	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNP LSZ14N	無
2327	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 19.5	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 19.5	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNP LSZ14N	無
2328	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 20	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 20	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNP LSZ14N	無
2329	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 20.5	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 20.5	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNP LSZ14N	無
2330	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 21	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 21	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNP LSZ14N	無
2331	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 21.5	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 21.5	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNP LSZ14N	無

2332	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 22	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 22	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNP LSZ14N	無
2333	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 22.5	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 22.5	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNP LSZ14N	無
2334	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 23	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 23	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNP LSZ14N	無
2335	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 23.5	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 23.5	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNP LSZ14N	無
2336	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 24	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 24	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNP LSZ14N	無
2337	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 24.5	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 24.5	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNP LSZ14N	無

2338	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 25	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 25	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNP LSZ14N	無
2339	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 25.5	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 25.5	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNP LSZ14N	無
2340	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 26	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 26	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNP LSZ14N	無
2341	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 26.5	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 26.5	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	此項治療的主要在改善患者的患者心搏過緩與心律不整之臨床顯露症狀。透過心房、心室、或AV序列節律的心搏徐緩補償。	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNP LSZ14N	無
2342	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 27	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 27	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	適用於周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術（PTA）	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNP LSZ14N	無
2343	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 28	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 28	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	適用於周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術（PTA）	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍)。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNP LSZ14N	無

2344	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 29	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 29	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	適用於周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術（PTA）	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍) 。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNPLSZ14N	無
2345	尼德克預載式人工水晶體注入系統 NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 30	NIDEK PRE-LOADED IOL INJECTION SYSTEM SZ-1 30	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	無	白內障手術對於視力品質需求較高的患者	"1.主要運用在白內障手術，提高病患的視覺品質。2. 淡黃色鏡片材質術後比較不會畏光(傳統透明鏡片的設計會有過亮的感覺,約比原來的亮度多1.9倍) 。3. 負像差的設計可以抵銷角膜原有的高階正像差,提高全天候高對比敏感度及影像清晰明亮度，增加景深及立體感,提高視力品質"	2744	2881.2	30600	FALSNPLSZ14N	無
2346	卡本特-愛德華沛旅旺心包生物瓣膜 主動脈 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS AORTIC 19MM AS:EDWARDS 2800TFX	CARPENTIER-EDWARDS PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS AORTIC 19MM AS:EDWARDS 2800TFX	用以置換病變的主動脈瓣膜，可適用於瓣膜狹窄及病變的病人	可能有殘餘的或再發性的瓣膜功能不全;狹窄;血栓性栓塞;溶血等術後併發症	此項治療的主要在改善患者的患者心搏過緩與心律不整之臨床顯露症狀。透過心房、心室、或AV序列節律的心搏徐緩補償。	此耐久性生物組織心臟瓣膜主要為牛心包膜材質所製，具不易撕裂及韌性佳的特性，採用最新抗鈣化技術，延長瓣膜使用壽命	43613	45113	54887	FHVD128TFXED	在手術前，必須針對做該手術之效益及風險向醫師詳細諮詢
2347	卡本特-愛德華沛旅旺心包生物瓣膜 主動脈 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS AORTIC 21MM AS:EDWARDS 2800TFX	CARPENTIER-EDWARDS PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS AORTIC 21MM AS:EDWARDS 2800TFX	用以置換病變的二尖瓣瓣膜，可適用於瓣膜狹窄及病變的病人	可能有殘餘的或再發性的瓣膜功能不全;狹窄;血栓性栓塞;溶血等術後併發症	適用於周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術（PTA）	此耐久性生物組織心臟瓣膜主要為牛心包膜材質所製，具不易撕裂及韌性佳的特性，採用最新抗鈣化技術，延長瓣膜使用壽命	43613	45113	54887	FHVD128TFXED	在手術前，必須針對做該手術之效益及風險向醫師詳細諮詢
2348	卡本特-愛德華沛旅旺心包生物瓣膜 主動脈 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS AORTIC 23MM AS:EDWARDS 2800TFX	CARPENTIER-EDWARDS PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS AORTIC 23MM AS:EDWARDS 2800TFX	用以置換病變的二尖瓣瓣膜，可適用於瓣膜狹窄及病變的病人	可能有殘餘的或再發性的瓣膜功能不全;狹窄;血栓性栓塞;溶血等術後併發症	適用於周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術（PTA）	此耐久性生物組織心臟瓣膜主要為牛心包膜材質所製，具不易撕裂及韌性佳的特性，採用最新抗鈣化技術，延長瓣膜使用壽命	43613	45113	54887	FHVD128TFXED	在手術前，必須針對做該手術之效益及風險向醫師詳細諮詢
2349	卡本特-愛德華沛旅旺心包生物瓣膜 主動脈 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS AORTIC 25MM AS:EDWARDS 2800TFX	CARPENTIER-EDWARDS PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS AORTIC 25MM AS:EDWARDS 2800TFX	用以置換病變的二尖瓣瓣膜，可適用於瓣膜狹窄及病變的病人	可能有殘餘的或再發性的瓣膜功能不全;狹窄;血栓性栓塞;溶血等術後併發症	適用於周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術（PTA）	此耐久性生物組織心臟瓣膜主要為牛心包膜材質所製，具不易撕裂及韌性佳的特性，採用最新抗鈣化技術，延長瓣膜使用壽命	43613	45113	54887	FHVD128TFXED	在手術前，必須針對做該手術之效益及風險向醫師詳細諮詢
2350	卡本特-愛德華沛旅旺心包生物瓣膜 主動脈 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS AORTIC 27MM AS:EDWARDS 2800TFX	CARPENTIER-EDWARDS PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS AORTIC 27MM AS:EDWARDS 2800TFX	用以置換病變的二尖瓣瓣膜，可適用於瓣膜狹窄及病變的病人	可能有殘餘的或再發性的瓣膜功能不全;狹窄;血栓性栓塞;溶血等術後併發症	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	此耐久性生物組織心臟瓣膜主要為牛心包膜材質所製，具不易撕裂及韌性佳的特性，採用最新抗鈣化技術，延長瓣膜使用壽命	43613	45113	54887	FHVD128TFXED	在手術前，必須針對做該手術之效益及風險向醫師詳細諮詢

2351	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 二尖瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS MITRAL 25MM AS:EDWARDS 6900PTFX	CARPENTIER-EDWARDS PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS MITRAL 25MM AS:EDWARDS 6900PTFX	用以置換病變的二尖瓣瓣膜，可適用於瓣膜狹窄及病變的病人	可能有殘餘的或再發性的瓣膜功能不全;狹窄;血栓性栓塞;溶血等術後併發症	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	此耐久性生物組織心臟瓣膜主要為牛心包膜材質所製，具不易撕裂及韌性佳的特性，採用最新抗鈣化技術，延長瓣膜使用壽命	43613	45113	54887	FHVD169PTFED	在手術前，必須針對做該手術之效益及風險向醫師詳細諮詢
2352	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 二尖瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS MITRAL 27MM AS:EDWARDS 6900PTFX	CARPENTIER-EDWARDS PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS MITRAL 27MM AS:EDWARDS 6900PTFX	用以置換病變的二尖瓣瓣膜，可適用於瓣膜狹窄及病變的病人	可能有殘餘的或再發性的瓣膜功能不全;狹窄;血栓性栓塞;溶血等術後併發症	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	此耐久性生物組織心臟瓣膜主要為牛心包膜材質所製，具不易撕裂及韌性佳的特性，採用最新抗鈣化技術，延長瓣膜使用壽命	43613	45113	54887	FHVD169PTFED	在手術前，必須針對做該手術之效益及風險向醫師詳細諮詢
2353	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 二尖瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS MITRAL 29MM AS:EDWARDS 6900PTFX	CARPENTIER-EDWARDS PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS MITRAL 29MM AS:EDWARDS 6900PTFX	用以置換病變的二尖瓣瓣膜，可適用於瓣膜狹窄及病變的病人	可能有殘餘的或再發性的瓣膜功能不全;狹窄;血栓性栓塞;溶血等術後併發症	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	此耐久性生物組織心臟瓣膜主要為牛心包膜材質所製，具不易撕裂及韌性佳的特性，採用最新抗鈣化技術，延長瓣膜使用壽命	43613	45113	54887	FHVD169PTFED	在手術前，必須針對做該手術之效益及風險向醫師詳細諮詢
2354	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 二尖瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS MITRAL 31MM AS:EDWARDS 6900PTFX	CARPENTIER-EDWARDS PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS MITRAL 31MM AS:EDWARDS 6900PTFX	用以置換病變的二尖瓣瓣膜，可適用於瓣膜狹窄及病變的病人	可能有殘餘的或再發性的瓣膜功能不全;狹窄;血栓性栓塞;溶血等術後併發症	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	此耐久性生物組織心臟瓣膜主要為牛心包膜材質所製，具不易撕裂及韌性佳的特性，採用最新抗鈣化技術，延長瓣膜使用壽命	43613	45113	54887	FHVD169PTFED	在手術前，必須針對做該手術之效益及風險向醫師詳細諮詢
2355	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 二尖瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS MITRAL 33MM AS:EDWARDS 6900PTFX	CARPENTIER-EDWARDS PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS MITRAL 33MM AS:EDWARDS 6900PTFX	用以置換病變的二尖瓣瓣膜，可適用於瓣膜狹窄及病變的病人	可能有殘餘的或再發性的瓣膜功能不全;狹窄;血栓性栓塞;溶血等術後併發症	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	此耐久性生物組織心臟瓣膜主要為牛心包膜材質所製，具不易撕裂及韌性佳的特性，採用最新抗鈣化技術，延長瓣膜使用壽命	43613	45113	54887	FHVD169PTFED	在手術前，必須針對做該手術之效益及風險向醫師詳細諮詢
2356	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 二尖瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS MITRAL 25MM AS:EDWARDS 7300TFX	CARPENTIER-EDWARDS PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS MITRAL 25MM AS:EDWARDS 7300TFX	用以置換病變的主動脈及二尖瓣瓣膜，可適用於瓣膜狹窄及病變的病人	可能有殘餘的或再發性的瓣膜功能不全;狹窄;血栓性栓塞;溶血等術後併發症	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	此耐久性生物組織心臟瓣膜主要為牛心包膜材質所製，具不易撕裂及韌性佳的特性，採用最新抗鈣化技術，延長瓣膜使用壽命	43613	45113	138787	FHVD137TFXED	在手術前，必須針對做該手術之效益及風險向醫師詳細諮詢
2357	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 二尖瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS MITRAL 27MM AS:EDWARDS 7300TFX	CARPENTIER-EDWARDS PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS MITRAL 27MM AS:EDWARDS 7300TFX	用以置換病變的主動脈及二尖瓣瓣膜，可適用於瓣膜狹窄及病變的病人	可能有殘餘的或再發性的瓣膜功能不全;狹窄;血栓性栓塞;溶血等術後併發症	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	此耐久性生物組織心臟瓣膜主要為牛心包膜材質所製，具不易撕裂及韌性佳的特性，採用最新抗鈣化技術，延長瓣膜使用壽命	43613	45113	138787	FHVD137TFXED	在手術前，必須針對做該手術之效益及風險向醫師詳細諮詢

2358	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 二尖瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS MITRAL 29MM AS:EDWARDS 7300TFX	CARPENTIER-EDWARDS PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS MITRAL 29MM AS:EDWARDS 7300TFX	用以置換病變的主動脈及二尖瓣瓣膜，可適用於瓣膜狹窄及病變的病人	可能有殘餘的或再發性的瓣膜功能不全;狹窄;血栓性栓塞;溶血等術後併發症	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	此耐久性生物組織心臟瓣膜主要為牛心包膜材質所製，具不易撕裂及韌性佳的特性，採用最新抗鈣化技術，延長瓣膜使用壽命	43613	45113	138787	FHVD137TFXED	在手術前，必須針對做該手術之效益及風險向醫師詳細諮詢
2359	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 二尖瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS MITRAL 31MM AS:EDWARDS 7300TFX	CARPENTIER-EDWARDS PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS MITRAL 31MM AS:EDWARDS 7300TFX	用以置換病變的主動脈及二尖瓣瓣膜，可適用於瓣膜狹窄及病變的病人	可能有殘餘的或再發性的瓣膜功能不全;狹窄;血栓性栓塞;溶血等術後併發症	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	此耐久性生物組織心臟瓣膜主要為牛心包膜材質所製，具不易撕裂及韌性佳的特性，採用最新抗鈣化技術，延長瓣膜使用壽命	43613	45113	138787	FHVD137TFXED	在手術前，必須針對做該手術之效益及風險向醫師詳細諮詢
2360	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 二尖瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS MITRAL 33MM AS:EDWARDS 7300TFX	CARPENTIER-EDWARDS PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS MITRAL 33MM AS:EDWARDS 7300TFX	用以置換病變的主動脈及二尖瓣瓣膜，可適用於瓣膜狹窄及病變的病人	可能有殘餘的或再發性的瓣膜功能不全;狹窄;血栓性栓塞;溶血等術後併發症	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	此耐久性生物組織心臟瓣膜主要為牛心包膜材質所製，具不易撕裂及韌性佳的特性，採用最新抗鈣化技術，延長瓣膜使用壽命	43613	45113	138787	FHVD137TFXED	在手術前，必須針對做該手術之效益及風險向醫師詳細諮詢
2361	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 主動脈瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS AORTIC 19MM AS:EDWARDS 3300TFX	CARPENTIER-EDWARDS PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS AORTIC 19MM AS:EDWARDS 3300TFX	用以置換病變的主動脈及二尖瓣瓣膜，可適用於瓣膜狹窄及病變的病人	可能有殘餘的或再發性的瓣膜功能不全;狹窄;血栓性栓塞;溶血等術後併發症	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	此耐久性生物組織心臟瓣膜主要為牛心包膜材質所製，具不易撕裂及韌性佳的特性，採用最新抗鈣化技術，延長瓣膜使用壽命	43613	45113	138787	FHVD137TFXED	在手術前，必須針對做該手術之效益及風險向醫師詳細諮詢
2362	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 主動脈瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS AORTIC 21MM AS:EDWARDS 3300TFX	CARPENTIER-EDWARDS PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS AORTIC 21MM AS:EDWARDS 3300TFX	用以置換病變的主動脈及二尖瓣瓣膜，可適用於瓣膜狹窄及病變的病人	可能有殘餘的或再發性的瓣膜功能不全;狹窄;血栓性栓塞;溶血等術後併發症	用於陣發性心房纖維顫動之肺靜脈阻隔。	此耐久性生物組織心臟瓣膜主要為牛心包膜材質所製，具不易撕裂及韌性佳的特性，採用最新抗鈣化技術，延長瓣膜使用壽命	43613	45113	138787	FHVD137TFXED	在手術前，必須針對做該手術之效益及風險向醫師詳細諮詢
2363	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 主動脈瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS AORTIC 23MM AS:EDWARDS 3300TFX	CARPENTIER-EDWARDS PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS AORTIC 23MM AS:EDWARDS 3300TFX	用以置換病變的主動脈及二尖瓣瓣膜，可適用於瓣膜狹窄及病變的病人	可能有殘餘的或再發性的瓣膜功能不全;狹窄;血栓性栓塞;溶血等術後併發症	由牛心包膜所組成的三葉型瓣膜，固定於彈性框架。並以ThermaFix(熱固定)程序處理，提高組織的穩定性，且瓣環設計優化，更符合人體結構，提供病人更好的血液動力學及手術的易植入性	此耐久性生物組織心臟瓣膜主要為牛心包膜材質所製，具不易撕裂及韌性佳的特性，採用最新抗鈣化技術，延長瓣膜使用壽命	43613	45113	138787	FHVD137TFXED	在手術前，必須針對做該手術之效益及風險向醫師詳細諮詢
2364	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 主動脈瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS AORTIC 25MM AS:EDWARDS 3300TFX	CARPENTIER-EDWARDS PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS AORTIC 25MM AS:EDWARDS 3300TFX	用以置換病變的主動脈及二尖瓣瓣膜，可適用於瓣膜狹窄及病變的病人	可能有殘餘的或再發性的瓣膜功能不全;狹窄;血栓性栓塞;溶血等術後併發症	由牛心包膜所組成的三葉型瓣膜，固定於彈性框架。並以ThermaFix(熱固定)程序處理，提高組織的穩定性，且瓣環設計優化，更符合人體結構，提供病人更好的血液動力學及手術的易植入性	此耐久性生物組織心臟瓣膜主要為牛心包膜材質所製，具不易撕裂及韌性佳的特性，採用最新抗鈣化技術，延長瓣膜使用壽命	43613	45113	138787	FHVD137TFXED	在手術前，必須針對做該手術之效益及風險向醫師詳細諮詢

2365	卡本特-愛德華沛旅旺人工心瓣膜 主動脈瓣 PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS AORTIC 27MM AS:EDWARDS 3300TFX	CARPENTIER-EDWARDS PERIMOUNT PERICARDIAL BIOPROSTHESIS AORTIC 27MM AS:EDWARDS 3300TFX	用以置換病變的主動脈及二尖瓣瓣膜，可適用於瓣膜狹窄及病變的病人	可能有殘餘的或再發性的瓣膜功能不全;狹窄;血栓性栓塞;溶血等術後併發症	由牛心包膜所組成的三葉型瓣膜，固定於彈性框架。並以ThermaFix(熱固定)程序處理，提高組織的穩定性，且瓣環設計優化，更符合人體結構，提供病人更好的血液動力學及手術的易植入性	此耐久性生物組織心臟瓣膜主要為牛心包膜材質所製，具不易撕裂及韌性佳的特性，採用最新抗鈣化技術，延長瓣膜使用壽命	43613	45113	138787	FHVD137TFXED	在手術前，必須針對做該手術之效益及風險向醫師詳細諮詢
2366	艾路納核磁共振植入式心律調節器(DR) AS:BIOTRONIK ELUNA 8 DR 394970	ELUNA 8 IMPLANTABLE PACEMAKER SYSTEM WITH A CONDITIONAL INTENDED USE IN A MRIENVIRONMENT AS:BIOTRONIK ELUNA 8 DR	此項治療的主要在改善患者的患者心搏過緩與心律不整之臨床顯露症狀。透過心房、心室、或AV序列節律的心搏徐緩補償。	併發症: 可能包有裝置容器內的液體累積、感染或組織反應。治療後可能誘發或加速心搏過速並造成持續性的心室不規則跳動或纖維性顫動。	此項治療的主要在改善患者的患者心搏過緩與心律不整之臨床顯露症狀。透過心房、心室、或AV序列節律的心搏徐緩補償。	主要在於改善患者心搏過緩與心律不整之臨床顯露症狀。裝置可自行適應傳導變化，更能符合心臟之功能需求且貼近病人之長期臨床需求。	93833	95333	32500	FHP02ELUDDBK	可能會造成患者受傷或裝置毀損，禁忌使用放射線治療、超音波治療、經皮電神經刺激、高壓氧治療、電灼術、高頻率燒灼術、體外去顫電擊等。
2367	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER EE 28 AS:ZIMMER 00-8775-006-28	BIOLOX DELTA TAPER LINER EE 28 AS:ZIMMER 00-8775-006-28	本產品股骨頭與襯墊為最新第四代超耐磨強化陶瓷，可大幅延長使用期限；巨股骨頭接近人體原來的大小，術後活動範圍較不受限制，且不易脫臼。	以下為此產品禁忌症：髖關節或其周圍出現感染神經肌肉異常，可能造成關節不穩定骨質強度不足，以致於無法支撐植入物。	本品在臨床上以長期的成功經驗為基礎，同時結合第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的人工髖關節系統，除了使用耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及極佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	1.採用最新第四代超耐磨陶瓷技術，不但較傳統人工關節耐磨數百倍，也具有優越的生物相容性以及絕佳的強度。2.捷邁百優陶瓷系統之巨股骨頭直徑接近人體原來股骨頭的大小，可幫助恢復髖關節的術後穩定度。	4018	4218.9	37448	FBHLCCERA2Z1	以下為此產品禁忌症：髖關節或其周圍出現感染神經肌肉異常，可能造成關節不穩定骨質強度不足，以致於無法支撐植入物。
2368	百優陶瓷內襯 BIOLOX DELTA TAPER LINER FF 28 AS:ZIMMER 00-8775-007-28	BIOLOX DELTA TAPER LINER FF 28 AS:ZIMMER 00-8775-007-28	本產品股骨頭與襯墊為最新第四代超耐磨強化陶瓷，可大幅延長使用期限；巨股骨頭接近人體原來的大小，術後活動範圍較不受限制，且不易脫臼。	以下為此產品禁忌症：髖關節或其周圍出現感染神經肌肉異常，可能造成關節不穩定骨質強度不足，以致於無法支撐植入物。	本品在臨床上以長期的成功經驗為基礎，同時結合第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的人工髖關節系統，除了使用耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及極佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	1.採用最新第四代超耐磨陶瓷技術，不但較傳統人工關節耐磨數百倍，也具有優越的生物相容性以及絕佳的強度。2.捷邁百優陶瓷系統之巨股骨頭直徑接近人體原來股骨頭的大小，可幫助恢復髖關節的術後穩定度。	4018	4218.9	37448	FBHLCCERA2Z1	以下為此產品禁忌症：髖關節或其周圍出現感染神經肌肉異常，可能造成關節不穩定骨質強度不足，以致於無法支撐植入物。
2369	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 12/14 28X-3.5 AS:ZIMMER 00-8775-028-01	BIOLOX DELTA HEAD 12/14 28X-3.5 AS:ZIMMER 00-8775-028-01	本產品股骨頭與襯墊為最新第四代超耐磨強化陶瓷，可大幅延長使用期限；巨股骨頭接近人體原來的大小，術後活動範圍較不受限制，且不易脫臼。	如發生感染可能導致治療失敗	本品在臨床上以長期的成功經驗為基礎，同時結合第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的人工髖關節系統，除了使用耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及極佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	1.採用最新第四代超耐磨陶瓷技術，不但較傳統人工關節耐磨數百倍，也具有優越的生物相容性以及絕佳的強度。2.捷邁百優陶瓷系統之巨股骨頭直徑接近人體原來股骨頭的大小，可幫助恢復髖關節的術後穩定度。	4352	4569.6	56070	FBHHCCERA2Z1	以下為此產品禁忌症：髖關節或其周圍出現感染神經肌肉異常，可能造成關節不穩定骨質強度不足，以致於無法支撐植入物。
2370	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 12/14 28X+3.5 AS:ZIMMER 00-8775-028-03	BIOLOX DELTA HEAD 12/14 28X+3.5 AS:ZIMMER 00-8775-028-03	本產品股骨頭與襯墊為最新第四代超耐磨強化陶瓷，可大幅延長使用期限；巨股骨頭接近人體原來的大小，術後活動範圍較不受限制，且不易脫臼。	如發生感染可能導致治療失敗	本品在臨床上以長期的成功經驗為基礎，同時結合第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的人工髖關節系統，除了使用耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及極佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	1.採用最新第四代超耐磨陶瓷技術，不但較傳統人工關節耐磨數百倍，也具有優越的生物相容性以及絕佳的強度。2.捷邁百優陶瓷系統之巨股骨頭直徑接近人體原來股骨頭的大小，可幫助恢復髖關節的術後穩定度。	4352	4569.6	56070	FBHHCCERA2Z1	以下為此產品禁忌症：髖關節或其周圍出現感染神經肌肉異常，可能造成關節不穩定骨質強度不足，以致於無法支撐植入物。

2371	百優陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 12/14 28X0 AS:ZIMMER 00-8775-028-02	BIOLOX DELTA HEAD 12/14 28X0 AS:ZIMMER 00-8775-028-02	本產品股骨頭與襯墊為最新第四代超耐磨強化陶瓷，可大幅延長使用期限；巨股骨頭接近人體原來的大小，術後活動範圍較不受限制，且不易脫臼。	如發生感染可能導致治療失敗	本品在臨床上以長期的成功經驗為基礎，同時結合第四代超耐磨陶瓷介面與巨股骨頭功能的人工髖關節系統，除了使用耐磨的人工關節介面材質，更具備優越的生物相容性，以及極佳的強度，可大幅減少磨損以及脫臼的發生機率，並延長術後使用年限。	1.採用最新第四代超耐磨陶瓷技術，不但較傳統人工關節耐磨數百倍，也具有優越的生物相容性以及絕佳的強度。2.捷邁百優陶瓷系統之巨股骨頭直徑接近人體原來股骨頭的大小，可幫助恢復髖關節的術後穩定度。	4352	4569.6	56070	FBHHCCERA2Z1	以下為此產品禁忌症：髖關節或其周圍出現感染神經肌肉異常，可能造成關節不穩定骨質強度不足，以致於無法支撐植入物。
2372	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.00X08MM AS:ABBOTT 1120200-08	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.00X08MM AS:ABBOTT 1120200-08	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後12小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。
2373	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.00X12MM AS:ABBOTT 1120200-12	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.00X12MM AS:ABBOTT 1120200-12	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後13小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。

2374	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.00X15MM AS:ABBOTT 1120200-15	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.00X15MM AS:ABBOTT 1120200-15	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後14小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。
2375	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.00X18MM AS:ABBOTT 1120200-18	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.00X18MM AS:ABBOTT 1120200-18	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後15小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。

2376	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.00X23MM AS:ABBOTT 1120200-23	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.00X23MM AS:ABBOTT 1120200-23	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後16小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。
2377	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.00X28MM AS:ABBOTT 1120200-28	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.00X28MM AS:ABBOTT 1120200-28	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後17小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。

2378	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.25X08MM AS:ABBOTT 1120225-08	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25X08MM AS:ABBOTT 1120225-08	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後18小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。
2379	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.25X12MM AS:ABBOTT 1120225-12	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25X12MM AS:ABBOTT 1120225-12	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後19小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。

2380	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.25X15MM AS:ABBOTT 1120225-15	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25X15MM AS:ABBOTT 1120225-15	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後20小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。
2381	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.25X18MM AS:ABBOTT 1120225-18	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25X18MM AS:ABBOTT 1120225-18	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後21小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。

2382	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.25X23MM AS:ABBOTT 1120225-23	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25X23MM AS:ABBOTT 1120225-23	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後22小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。
2383	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.25X28MM AS:ABBOTT 1120225-28	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25X28MM AS:ABBOTT 1120225-28	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後23小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。

2384	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.50X08MM AS:ABBOTT 1120250-08	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.50X08MM AS:ABBOTT 1120250-08	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後24小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。
2385	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.50X12MM AS:ABBOTT 1120250-12	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.50X12MM AS:ABBOTT 1120250-12	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後25小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。

2386	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.50X15MM AS:ABBOTT 1120250-15	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.50X15MM AS:ABBOTT 1120250-15	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後26小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。
2387	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.50X18MM AS:ABBOTT 1120250-18	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.50X18MM AS:ABBOTT 1120250-18	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後27小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。

2388	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.50X23MM AS:ABBOTT 1120250-23	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.50X23MM AS:ABBOTT 1120250-23	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後28小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。
2389	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.50X28MM AS:ABBOTT 1120250-28	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.50X28MM AS:ABBOTT 1120250-28	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後29小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。

2390	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.50X33MM AS:ABBOTT 1120250-33	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.50X33MM AS:ABBOTT 1120250-33	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後30小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。
2391	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.50X38MM AS:ABBOTT 1120250-38	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.50X38MM AS:ABBOTT 1120250-38	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後31小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。

2392	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75X08MM AS:ABBOTT 1120275-08	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75X08MM AS:ABBOTT 1120275-08	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後32小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。
2393	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75X12MM AS:ABBOTT 1120275-12	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75X12MM AS:ABBOTT 1120275-12	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後33小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。

2394	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75X15MM AS:ABBOTT 1120275-15	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75X15MM AS:ABBOTT 1120275-15	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後34小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。
2395	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75X18MM AS:ABBOTT 1120275-18	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75X18MM AS:ABBOTT 1120275-18	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後35小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。

2396	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75X23MM AS:ABBOTT 1120275-23	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75X23MM AS:ABBOTT 1120275-23	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後36小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。
2397	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75X28MM AS:ABBOTT 1120275-28	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75X28MM AS:ABBOTT 1120275-28	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後37小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。

2398	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75X33MM AS:ABBOTT 1120275-33	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75X33MM AS:ABBOTT 1120275-33	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後38小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。
2399	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 2.75X38MM AS:ABBOTT 1120275-38	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.75X38MM AS:ABBOTT 1120275-38	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後39小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。

2400	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.00X08MM AS:ABBOTT 1120300-08	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.00X08MM AS:ABBOTT 1120300-08	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後40小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。
2401	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.00X12MM AS:ABBOTT 1120300-12	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.00X12MM AS:ABBOTT 1120300-12	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後41小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。

2402	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.00X15MM AS:ABBOTT 1120300-15	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.00X15MM AS:ABBOTT 1120300-15	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後42小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。
2403	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.00X18MM AS:ABBOTT 1120300-18	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.00X18MM AS:ABBOTT 1120300-18	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後43小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。

2404	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.00X23MM AS:ABBOTT 1120300-23	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.00X23MM AS:ABBOTT 1120300-23	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後44小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。
2405	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.00X28MM AS:ABBOTT 1120300-28	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.00X28MM AS:ABBOTT 1120300-28	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後45小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。

2406	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.00X33MM AS:ABBOTT 1120300-33	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.00X33MM AS:ABBOTT 1120300-33	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後46小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。
2407	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.00X38MM AS:ABBOTT 1120300-38	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.00X38MM AS:ABBOTT 1120300-38	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後47小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。

2408	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.25X12MM AS:ABBOTT 1120325-12	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.25X12MM AS:ABBOTT 1120325-12	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後48小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。
2409	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.25X15MM AS:ABBOTT 1120325-15	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.25X15MM AS:ABBOTT 1120325-15	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後49小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。

2410	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.25X08MM AS:ABBOTT 1120325-08	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.25X08MM AS:ABBOTT 1120325-08	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後50小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。
2411	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.25X18MM AS:ABBOTT 1120325-18	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.25X18MM AS:ABBOTT 1120325-18	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後51小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。

2412	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.25X23MM AS:ABBOTT 1120325-23	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.25X23MM AS:ABBOTT 1120325-23	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後52小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。
2413	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.25X28MM AS:ABBOTT 1120325-28	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.25X28MM AS:ABBOTT 1120325-28	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後53小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。

2414	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.25X33MM AS:ABBOTT 1120325-33	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.25X33MM AS:ABBOTT 1120325-33	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後54小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。
2415	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.25X38MM AS:ABBOTT 1120325-38	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.25X38MM AS:ABBOTT 1120325-38	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後55小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。

2416	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.50X08MM AS:ABBOTT 1120350-08	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.50X08MM AS:ABBOTT 1120350-08	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後56小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。
2417	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.50X12MM AS:ABBOTT 1120350-12	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.50X12MM AS:ABBOTT 1120350-12	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後57小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。

2418	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.50X15MM AS:ABBOTT 1120350-15	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.50X15MM AS:ABBOTT 1120350-15	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後58小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。
2419	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.50X18MM AS:ABBOTT 1120350-18	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.50X18MM AS:ABBOTT 1120350-18	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後59小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。

2420	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.50X23MM AS:ABBOTT 1120350-23	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.50X23MM AS:ABBOTT 1120350-23	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後60小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。
2421	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.50X28MM AS:ABBOTT 1120350-28	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.50X28MM AS:ABBOTT 1120350-28	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後61小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。

2422	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.50X33MM AS:ABBOTT 1120350-33	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.50X33MM AS:ABBOTT 1120350-33	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後62小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。
2423	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 3.50X38MM AS:ABBOTT 1120350-38	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 3.50X38MM AS:ABBOTT 1120350-38	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後63小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。

2424	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.00X08MM AS:ABBOTT 1120400-08	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.00X08MM AS:ABBOTT 1120400-08	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後64小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。
2425	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.00X12MM AS:ABBOTT 1120400-12	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.00X12MM AS:ABBOTT 1120400-12	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後65小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。

2426	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.00X15MM AS:ABBOTT 1120400-15	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.00X15MM AS:ABBOTT 1120400-15	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後66小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。
2427	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.00X18MM AS:ABBOTT 1120400-18	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.00X18MM AS:ABBOTT 1120400-18	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後67小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。

2428	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.00X23MM AS:ABBOTT 1120400-23	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.00X23MM AS:ABBOTT 1120400-23	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後68小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。
2429	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.00X28MM AS:ABBOTT 1120400-28	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.00X28MM AS:ABBOTT 1120400-28	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後69小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。

2430	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.00X33MM AS:ABBOTT 1120400-33	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.00X33MM AS:ABBOTT 1120400-33	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後70小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。
2431	賽恩斯高艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.00X38MM AS:ABBOTT 1120400-38	XIENCE ALPINE EVEROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.00X38MM AS:ABBOTT 1120400-38	為部分健保給付特材，提供，改善冠狀動脈疾病病人管腔內敬阻塞病灶	可能發生之支架副作用：冠狀動脈支架栓塞及血栓、插入部位的感染及疼痛、冠狀或周邊動脈損傷、局部缺血、心肌梗塞、噁心嘔吐、心悸、末梢血管或神經受損、支架放置處的再狹窄	改善原發性冠狀動脈血管病灶所引發缺血性心臟病症狀患者；回復急性心肌梗塞病患發作後71小時內的冠狀動脈血流；治療患者合併有糖尿病、急性冠心症、雙重血管病灶、冠狀動脈小血管病灶、治療老年患者；治療有慢性冠狀動脈完全阻塞之病灶、冠狀動脈分差部位病灶的患者。	與健保給付金屬支架相比較，增加藥物塗層艾諾莉茉斯及聚合物組成的混合物，降低病人支架內在狹窄以及血栓率。	14099	14803.95	56597	CBP06ELUT6AB	僅限單次使用，部的重新滅菌或重複使用；切勿從傳送系統中將支架取出，可能導致受損；不要用手指操作觸碰或握持支架，可能導致塗層受損；僅能使用適當球囊膨脹介質；僅能在備有緊急冠狀動脈手術開刀房的醫院操作；術後再狹窄可能需要對莊支架的動脈段進行重複擴張。
2432	人工髖臼杯系統 陶瓷全人工髖關節系統 AS:MICROPORT FBHPCCERAP5D	PROCOTYL L AND O ACETABULAR CUP CERAMIC TOTAL HIP SYSTEM AS:MICROPORT FBHPCCERAP5D	適用於全人工髖關節置換手術，目的是為了降低或減緩骨骼已完全發育患者的疼痛和改善其功能。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	陶瓷股骨頭，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性更高，副作用極低，延長病患使用。	49319	50819	100211	FBHPCCERAP5D	必須根據臨床表現審慎評估每位患者不同的狀況，以選擇最適合的植入物。包含患者的體重、活動程度和職業。於手術前充分熟悉植入物的手術步驟。

2433	陶瓷髖臼襯墊 RIM-LOCK CERAMIC LINER 28X42MM GROUP A AS:MICROPORT PHA04502	RIM-LOCK CERAMIC LINER 28X42MM GROUP A AS:MICROPORT PHA04502	適用於全人工髖關節置換手術，目的是為了降低或減緩骨骼已完全發育患者的疼痛和改善其功能。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	陶瓷襯墊，較一般聚乙烯襯墊更為耐磨，不易產出微粒，造成人工關節鬆脫及骨溶蝕。	4018	4218.9	54781	FBHLCC ERAP5D	必須根據臨床表現審慎評估每位患者不同的狀況，以選擇最適合的植入物。包含患者的體重、活動程度和職業。於手術前充分熟悉植入物的手術步驟。
2434	陶瓷髖臼襯墊 RIM-LOCK CERAMIC LINER 28X44MM GROUP B AS:MICROPORT PHA04504	RIM-LOCK CERAMIC LINER 28X44MM GROUP B AS:MICROPORT PHA04504	適用於全人工髖關節置換手術，目的是為了降低或減緩骨骼已完全發育患者的疼痛和改善其功能。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	陶瓷襯墊，較一般聚乙烯襯墊更為耐磨，不易產出微粒，造成人工關節鬆脫及骨溶蝕。	4018	4218.9	54781	FBHLCC ERAP5D	必須根據臨床表現審慎評估每位患者不同的狀況，以選擇最適合的植入物。包含患者的體重、活動程度和職業。於手術前充分熟悉植入物的手術步驟。
2435	陶瓷髖臼襯墊 RIM-LOCK CERAMIC LINER 32X46-48MM GROUP C AS:MICROPORT PHA04506	RIM-LOCK CERAMIC LINER 32X46-48MM GROUP C AS:MICROPORT PHA04506	適用於全人工髖關節置換手術，目的是為了降低或減緩骨骼已完全發育患者的疼痛和改善其功能。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	陶瓷襯墊，較一般聚乙烯襯墊更為耐磨，不易產出微粒，造成人工關節鬆脫及骨溶蝕。	4018	4218.9	54781	FBHLCC ERAP5D	必須根據臨床表現審慎評估每位患者不同的狀況，以選擇最適合的植入物。包含患者的體重、活動程度和職業。於手術前充分熟悉植入物的手術步驟。
2436	陶瓷髖臼襯墊 RIM-LOCK CERAMIC LINER 32X50MM GROUP D AS:MICROPORT PHA04508	RIM-LOCK CERAMIC LINER 32X50MM GROUP D AS:MICROPORT PHA04508	適用於全人工髖關節置換手術，目的是為了降低或減緩骨骼已完全發育患者的疼痛和改善其功能。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	陶瓷襯墊，較一般聚乙烯襯墊更為耐磨，不易產出微粒，造成人工關節鬆脫及骨溶蝕。	4018	4218.9	54781	FBHLCC ERAP5D	必須根據臨床表現審慎評估每位患者不同的狀況，以選擇最適合的植入物。包含患者的體重、活動程度和職業。於手術前充分熟悉植入物的手術步驟。
2437	陶瓷髖臼襯墊 RIM-LOCK CERAMIC LINER 36X52-54MM GROUP E AS:MICROPORT PHA04510	RIM-LOCK CERAMIC LINER 36X52-54MM GROUP E AS:MICROPORT PHA04510	適用於全人工髖關節置換手術，目的是為了降低或減緩骨骼已完全發育患者的疼痛和改善其功能。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	陶瓷襯墊，較一般聚乙烯襯墊更為耐磨，不易產出微粒，造成人工關節鬆脫及骨溶蝕。	4018	4218.9	54781	FBHLCC ERAP5D	必須根據臨床表現審慎評估每位患者不同的狀況，以選擇最適合的植入物。包含患者的體重、活動程度和職業。於手術前充分熟悉植入物的手術步驟。

2438	陶瓷髖臼襯墊 RIM-LOCK CERAMIC LINER 36X56-58MM GROUP F AS:MICROPORT PHA04512	RIM-LOCK CERAMIC LINER 36X56-58MM GROUP F AS:MICROPORT PHA04512	適用於全人工髖關節置換手術，目的是為了降低或減緩骨骼已完全發育患者的疼痛和改善其功能。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	陶瓷襯墊，較一般聚乙烯襯墊更為耐磨，不易產出微粒，造成人工關節鬆脫及骨溶蝕。	4018	4218.9	54781	FBHLCC ERAP5D	必須根據臨床表現審慎評估每位患者不同的狀況，以選擇最適合的植入物。包含患者的體重、活動程度和職業。於手術前充分熟悉植入物的手術步驟。
2439	陶瓷髖臼襯墊 RIM-LOCK CERAMIC LINER 36X60-62-64-66- 68MM GROUP G AS:MICROPORT PHA04514	RIM-LOCK CERAMIC LINER 36X56-58MM 68MM GROUP G AS:MICROPORT PHA04514	適用於全人工髖關節置換手術，目的是為了降低或減緩骨骼已完全發育患者的疼痛和改善其功能。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	陶瓷襯墊，較一般聚乙烯襯墊更為耐磨，不易產出微粒，造成人工關節鬆脫及骨溶蝕。	4018	4218.9	54781	FBHLCC ERAP5D	必須根據臨床表現審慎評估每位患者不同的狀況，以選擇最適合的植入物。包含患者的體重、活動程度和職業。於手術前充分熟悉植入物的手術步驟。
2440	陶瓷髖臼襯墊 RIM-LOCK CERAMIC LINER 40X56-58MM GROUP F AS:MICROPORT PHA04516	RIM-LOCK CERAMIC LINER 40X56-58MM GROUP F AS:MICROPORT PHA04516	適用於全人工髖關節置換手術，目的是為了降低或減緩骨骼已完全發育患者的疼痛和改善其功能。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	陶瓷襯墊，較一般聚乙烯襯墊更為耐磨，不易產出微粒，造成人工關節鬆脫及骨溶蝕。	4018	4218.9	54781	FBHLCC ERAP5D	必須根據臨床表現審慎評估每位患者不同的狀況，以選擇最適合的植入物。包含患者的體重、活動程度和職業。於手術前充分熟悉植入物的手術步驟。
2441	陶瓷髖臼襯墊 RIM-LOCK CERAMIC LINER 40X60-62-64-66- 68MM GROUP G AS:MICROPORT PHA04518	RIM-LOCK CERAMIC LINER 40X60-62-64-66-68MM GROUP G AS:MICROPORT PHA04518	適用於全人工髖關節置換手術，目的是為了降低或減緩骨骼已完全發育患者的疼痛和改善其功能。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	陶瓷襯墊，較一般聚乙烯襯墊更為耐磨，不易產出微粒，造成人工關節鬆脫及骨溶蝕。	4018	4218.9	54781	FBHLCC ERAP5D	必須根據臨床表現審慎評估每位患者不同的狀況，以選擇最適合的植入物。包含患者的體重、活動程度和職業。於手術前充分熟悉植入物的手術步驟。
2442	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 28MM-3.5 AS:MICROPORT PHA04402	BIOLOX DELTA HEAD 28MM-3.5 AS:MICROPORT PHA04402	適用於全人工髖關節置換手術，目的是為了降低或減緩骨骼已完全發育患者的疼痛和改善其功能。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	第四代陶瓷股骨頭，材質堅硬、密實且更加耐磨，穩定性更高。而氧化鋯具有抗裂紋擴展的功能。且活動角度較健保大。	4352	4569.6	45430	FBHHCC ERAP5D	必須根據臨床表現審慎評估每位患者不同的狀況，以選擇最適合的植入物。包含患者的體重、活動程度和職業。於手術前充分熟悉植入物的手術步驟。

2443	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 28MM 0.0 AS:MICROPORT PHA04404	BIOLOX DELTA HEAD 28MM 0.0 AS:MICROPORT PHA04404	適用於全人工髖關節置換手術，目的是為了降低或減緩骨骼已完全發育患者的疼痛和改善其功能。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	第四代陶瓷股骨頭，材質堅硬、密實且更加耐磨，穩定性更高。而氧化鉻具有抗裂紋擴展的功能。且活動角度較健保大。	4352	4569.6	45430	FBHHCC ERAP5D	必須根據臨床表現審慎評估每位患者不同的狀況，以選擇最適合的植入物。包含患者的體重、活動程度和職業。於手術前充分熟悉植入物的手術步驟。
2444	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 28MM +3.5 AS:MICROPORT PHA04406	BIOLOX DELTA HEAD 28MM +3.5 AS:MICROPORT PHA04406	適用於全人工髖關節置換手術，目的是為了降低或減緩骨骼已完全發育患者的疼痛和改善其功能。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	第四代陶瓷股骨頭，材質堅硬、密實且更加耐磨，穩定性更高。而氧化鉻具有抗裂紋擴展的功能。且活動角度較健保大。	4352	4569.6	45430	FBHHCC ERAP5D	必須根據臨床表現審慎評估每位患者不同的狀況，以選擇最適合的植入物。包含患者的體重、活動程度和職業。於手術前充分熟悉植入物的手術步驟。
2445	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 32MM -4.0 AS:MICROPORT PHA04408	BIOLOX DELTA HEAD 32MM -4.0 AS:MICROPORT PHA04408	適用於全人工髖關節置換手術，目的是為了降低或減緩骨骼已完全發育患者的疼痛和改善其功能。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	第四代陶瓷股骨頭，材質堅硬、密實且更加耐磨，穩定性更高。而氧化鉻具有抗裂紋擴展的功能。且活動角度較健保大。	4352	4569.6	45430	FBHHCC ERAP5D	必須根據臨床表現審慎評估每位患者不同的狀況，以選擇最適合的植入物。包含患者的體重、活動程度和職業。於手術前充分熟悉植入物的手術步驟。
2446	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 32MM 0.0 AS:MICROPORT PHA04410	BIOLOX DELTA HEAD 32MM 0.0 AS:MICROPORT PHA04410	適用於全人工髖關節置換手術，目的是為了降低或減緩骨骼已完全發育患者的疼痛和改善其功能。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	第四代陶瓷股骨頭，材質堅硬、密實且更加耐磨，穩定性更高。而氧化鉻具有抗裂紋擴展的功能。且活動角度較健保大。	4352	4569.6	45430	FBHHCC ERAP5D	必須根據臨床表現審慎評估每位患者不同的狀況，以選擇最適合的植入物。包含患者的體重、活動程度和職業。於手術前充分熟悉植入物的手術步驟。
2447	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 32MM +4.0 AS:MICROPORT PHA04412	BIOLOX DELTA HEAD 32MM +4.0 AS:MICROPORT PHA04412	適用於全人工髖關節置換手術，目的是為了降低或減緩骨骼已完全發育患者的疼痛和改善其功能。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	第四代陶瓷股骨頭，材質堅硬、密實且更加耐磨，穩定性更高。而氧化鉻具有抗裂紋擴展的功能。且活動角度較健保大。	4352	4569.6	45430	FBHHCC ERAP5D	必須根據臨床表現審慎評估每位患者不同的狀況，以選擇最適合的植入物。包含患者的體重、活動程度和職業。於手術前充分熟悉植入物的手術步驟。

2448	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 36MM -4.0 AS:MICROPORT PHA04414	BIOLOX DELTA HEAD 36MM -4.0 AS:MICROPORT PHA04414	適用於全人工髖關節置換手術，目的是為了降低或減緩骨骼已完全發育患者的疼痛和改善其功能。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	第四代陶瓷股骨頭，材質堅硬、密實且更加耐磨，穩定性更高。而氧化鉻具有抗裂紋擴展的功能。且活動角度較健保大。	4352	4569.6	45430	FBHHCC ERAP5D	必須根據臨床表現審慎評估每位患者不同的狀況，以選擇最適合的植入物。包含患者的體重、活動程度和職業。於手術前充分熟悉植入物的手術步驟。
2449	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 36MM 0.0 AS:MICROPORT PHA04416	BIOLOX DELTA HEAD 36MM 0.0 AS:MICROPORT PHA04416	適用於全人工髖關節置換手術，目的是為了降低或減緩骨骼已完全發育患者的疼痛和改善其功能。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	第四代陶瓷股骨頭，材質堅硬、密實且更加耐磨，穩定性更高。而氧化鉻具有抗裂紋擴展的功能。且活動角度較健保大。	4352	4569.6	45430	FBHHCC ERAP5D	必須根據臨床表現審慎評估每位患者不同的狀況，以選擇最適合的植入物。包含患者的體重、活動程度和職業。於手術前充分熟悉植入物的手術步驟。
2450	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 36MM +4.0 AS:MICROPORT PHA04418	BIOLOX DELTA HEAD 36MM +4.0 AS:MICROPORT PHA04418	適用於全人工髖關節置換手術，目的是為了降低或減緩骨骼已完全發育患者的疼痛和改善其功能。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	第四代陶瓷股骨頭，材質堅硬、密實且更加耐磨，穩定性更高。而氧化鉻具有抗裂紋擴展的功能。且活動角度較健保大。	4352	4569.6	45430	FBHHCC ERAP5D	必須根據臨床表現審慎評估每位患者不同的狀況，以選擇最適合的植入物。包含患者的體重、活動程度和職業。於手術前充分熟悉植入物的手術步驟。
2451	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 40MM -4.0 AS:MICROPORT PHA04420	BIOLOX DELTA HEAD 40MM -4.0 AS:MICROPORT PHA04420	適用於全人工髖關節置換手術，目的是為了降低或減緩骨骼已完全發育患者的疼痛和改善其功能。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	第四代陶瓷股骨頭，材質堅硬、密實且更加耐磨，穩定性更高。而氧化鉻具有抗裂紋擴展的功能。且活動角度較健保大。	4352	4569.6	45430	FBHHCC ERAP5D	必須根據臨床表現審慎評估每位患者不同的狀況，以選擇最適合的植入物。包含患者的體重、活動程度和職業。於手術前充分熟悉植入物的手術步驟。
2452	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 40MM 0.0 AS:MICROPORT PHA04422	BIOLOX DELTA HEAD 40MM 0.0 AS:MICROPORT PHA04422	適用於全人工髖關節置換手術，目的是為了降低或減緩骨骼已完全發育患者的疼痛和改善其功能。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	第四代陶瓷股骨頭，材質堅硬、密實且更加耐磨，穩定性更高。而氧化鉻具有抗裂紋擴展的功能。且活動角度較健保大。	4352	4569.6	45430	FBHHCC ERAP5D	必須根據臨床表現審慎評估每位患者不同的狀況，以選擇最適合的植入物。包含患者的體重、活動程度和職業。於手術前充分熟悉植入物的手術步驟。

2453	陶瓷股骨頭 BIOLOX DELTA HEAD 40MM +4.0 AS:MICROPORT PHA04424	BIOLOX DELTA HEAD 40MM +4.0 AS:MICROPORT PHA04424	適用於全人工髖關節置換手術，目的是為了降低或減緩骨骼已完全發育患者的疼痛和改善其功能。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	第四代陶瓷股骨頭，材質堅硬、密實且更加耐磨，穩定性更高。而氧化鋯具有抗裂紋擴展的功能。且活動角度較健保大。	4352	4569.6	45430	FBHHCCERAP5D	必須根據臨床表現審慎評估每位患者不同的狀況，以選擇最適合的植入物。包含患者的體重、活動程度和職業。於手術前充分熟悉植入物的手術步驟。
2454	利弗爾周邊血管塗藥支架 6FR 8.0MMX100MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-8.0-100-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 8.0MMX100MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-8.0-100-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2455	利弗爾周邊血管塗藥支架 6FR 8.0MMX120MMX80CM AS:COOK ZZISV6-35-80-8.0-120-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 8.0MMX120MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-8.0-120-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2456	利弗爾周邊血管塗藥支架 6FR 8.0MMX100MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-8.0-100-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 8.0MMX100MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-8.0-100-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2457	利弗爾周邊血管塗藥支架 6FR 8.0MMX120MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-8.0-120-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 8.0MMX120MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-8.0-120-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2458	利弗爾周邊血管塗藥支架 6FR 5.0MMX60MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-5.0-60-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 5.0MMX60MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-5.0-60-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。

2459	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 5.0MMX80MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-5.0-80-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 5.0MMX80MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-5.0-80-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1 SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2460	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 5.0MMX100MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-5.0-100-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 5.0MMX100MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-5.0-100-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1 SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2461	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 5.0MMX120MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-5.0-120-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 5.0MMX120MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-5.0-120-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1 SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2462	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 6.0MMX60MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-6.0-60-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 6.0MMX60MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-6.0-60-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1 SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2463	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 6.0MMX80MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-6.0-80-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 6.0MMX80MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-6.0-80-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1 SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2464	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 6.0MMX100MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-6.0-100-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 6.0MMX100MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-6.0-100-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1 SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。

2465	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 6.0MMX120MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-6.0-120-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 6.0MMX120MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-6.0-120-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1 SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2466	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 7.0MMX60MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-7.0-60-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 7.0MMX60MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-7.0-60-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1 SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2467	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 7.0MMX80MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-7.0-80-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 7.0MMX80MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-7.0-80-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1 SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2468	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 7.0MMX100MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-7.0-100-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 7.0MMX100MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-7.0-100-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1 SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2469	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 7.0MMX120MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-7.0-120-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 7.0MMX120MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-7.0-120-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1 SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2470	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 8.0MMX40MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-8.0-40-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 8.0MMX40MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-8.0-40-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1 SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。

2471	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 8.0MMX60MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-8.0-60-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 8.0MMX60MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-8.0-60-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1 SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2472	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 8.0MMX80MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-8.0-80-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 8.0MMX80MMX80CM AS:COOK ZISV6-35-80-8.0-80-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1 SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2473	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 5.0MMX120MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-5.0-120-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 5.0MMX120MMX125C M AS:COOK ZISV6-35-125-5.0-120-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1 SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2474	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 5.0MMX140MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-5.0-140-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 5.0MMX140MMX125C M AS:COOK ZISV6-35-125-5.0-140-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1 SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2475	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 6.0MMX40MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-6.0-40-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 6.0MMX40MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-6.0-40-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1 SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2476	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 6.0MMX60MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-6.0-60-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 6.0MMX60MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-6.0-60-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1 SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。

2477	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 6.0MMX80MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-6.0-80-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 6.0MMX80MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-6.0-80-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1 SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2478	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 6.0MMX100MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-6.0-100-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 6.0MMX100MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-6.0-100-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1 SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2479	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 6.0MMX120MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-6.0-120-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 6.0MMX120MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-6.0-120-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1 SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2480	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 6.0MMX140MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-6.0-140-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 6.0MMX140MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-6.0-140-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1 SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2481	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 7.0MMX40MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-7.0-40-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 7.0MMX40MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-7.0-40-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1 SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2482	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 7.0MMX60MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-7.0-60-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 7.0MMX60MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-7.0-60-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1 SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。

2483	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 7.0MMX80MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-7.0-80-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 7.0MMX80MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-7.0-80-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1 SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2484	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 7.0MMX100MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-7.0-100-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 7.0MMX100MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-7.0-100-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1 SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2485	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 7.0MMX120MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-7.0-120-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 7.0MMX120MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-7.0-120-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1 SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2486	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 7.0MMX140MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-7.0-140-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 7.0MMX140MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-7.0-140-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1 SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2487	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 8.0MMX40MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-8.0-40-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 8.0MMX40MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-8.0-40-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1 SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2488	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 8.0MMX60MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-8.0-60-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 8.0MMX60MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-8.0-60-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1 SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。

2489	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 8.0MMX80MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-8.0-80-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 8.0MMX80MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-8.0-80-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2490	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 5.0MMX40MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-5.0-40-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 5.0MMX40MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-5.0-40-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2491	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 5.0MMX60MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-5.0-60-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 5.0MMX60MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-5.0-60-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2492	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 5.0MMX80MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-5.0-80-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 5.0MMX80MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-5.0-80-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2493	利弗爾周邊血管塗藥支架6FR 5.0MMX100MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-5.0-100-PTX	ZILVER PTX DRUG ELUTING PERIPHERAL STENT6FR 5.0MMX100MMX125CM AS:COOK ZISV6-35-125-5.0-100-PTX	利弗爾周邊血管支架是帶有紫杉醇藥物塗層之自澎式支架，能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	可能發生之不良反應: 對抗凝劑/抗血栓治療或顯影劑發生過敏、對鎳鈦合金過敏反應、動脈血栓症、通路部位發生感染/膿腫等。建議應同時考慮紫杉醇藥物塗層可能的潛在不良反應。	利弗爾周邊血管支架屬於自澎式支架，對血管內壁可產品一個向外的徑向張力，從而在支架置放區域保持血管通暢，其支架上的紫杉醇藥物塗層能有效抑制氣球導管擴張後引發之局部血管發炎反應與狹窄，提供血管較長期的通暢性。	週邊血管塗藥支架無相關健保品項	28773	30211.65	41288	CBC04Z1SV6CK	懷孕、哺乳婦女或計畫在未來五年內懷孕的婦女，不建議使用塗藥血管支架之治療。本產品亦僅適用於成年患者。
2494	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL: 125 SE:+6.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL: 125 SE:+6.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，2.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，2.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，2.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2495	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL: 125 SE:+6.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL: 125 SE:+6.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，3.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，3.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，3.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2496	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL: 125 SE:+7.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL: 125 SE:+7.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，4.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，4.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，4.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2497	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL: 125 SE:+7.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL: 125 SE:+7.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，5.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，5.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，5.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2498	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL: 125 SE:+8.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL: 125 SE:+8.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，6.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，6.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，6.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2499	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL: 125 SE:+8.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL: 125 SE:+8.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，7.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，7.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，7.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2500	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL: 125 SE:+9.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL: 125 SE:+9.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，8.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，8.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，8.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2501	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+9.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+9.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，9.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，9.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，9.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2502	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+10.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+10.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，10.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，10.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，10.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2503	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+10.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+10.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，11.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，11.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，11.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2504	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+11.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+11.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，12.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，12.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，12.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2505	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+11.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+11.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，13.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，13.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，13.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2506	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+12.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+12.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，14.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，14.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，14.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2507	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+12.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+12.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，15.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，15.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，15.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2508	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+13.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+13.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，16.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，16.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，16.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2509	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+13.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+13.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，17.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，17.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，17.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2510	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+14.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+14.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，18.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，18.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，18.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2511	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+14.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+14.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，19.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，19.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，19.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2512	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+15.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+15.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，20.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，20.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，20.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2513	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+15.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+15.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，21.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，21.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，21.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2514	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+16.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+16.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，22.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，22.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，22.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2515	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+16.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+16.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，23.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，23.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，23.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2516	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+17.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+17.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，24.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，24.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，24.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2517	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+17.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+17.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，25.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，25.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，25.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2518	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+18.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+18.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，26.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，26.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，26.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2519	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+18.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+18.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，27.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，27.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，27.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2520	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+19.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+19.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，28.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，28.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，28.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2521	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+19.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+19.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，29.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，29.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，29.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2522	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+20.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+20.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，30.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，30.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，30.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2523	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+20.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+20.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，31.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，31.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，31.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2524	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+21.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+21.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，32.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，32.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，32.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2525	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+21.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+21.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，33.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，33.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，33.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2526	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+22.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+22.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，34.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，34.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，34.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2527	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+22.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+22.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，35.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，35.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，35.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2528	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+23.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+23.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，36.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，36.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，36.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2529	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+23.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+23.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，37.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，37.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，37.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2530	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+24.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+24.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，38.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，38.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，38.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2531	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+24.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE:+24.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，39.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，39.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，39.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2532	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE: +25.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE: +25.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，40.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，40.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，40.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2533	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE: +25.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE: +25.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，41.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，41.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，41.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2534	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE: +26.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE: +26.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，42.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，42.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，42.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2535	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE: +26.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE: +26.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，43.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，43.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，43.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2536	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE: +27.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE: +27.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，44.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，44.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，44.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2537	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE: +27.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE: +27.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，45.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，45.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，45.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2538	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE: +28.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE: +28.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，46.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，46.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，46.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2539	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE: +28.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE: +28.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，47.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，47.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，47.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2540	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE: +29.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE: +29.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，48.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，48.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，48.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2541	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE: +29.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE: +29.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，49.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，49.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，49.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2542	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE: +30.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:125 SE: +30.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，50.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，50.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，50.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2543	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +6.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +6.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，51.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，51.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，51.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2544	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +6.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +6.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，52.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，52.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，52.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2545	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +7.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +7.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，53.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，53.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，53.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2546	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +7.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +7.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，54.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，54.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，54.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2547	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +8.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +8.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，55.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，55.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，55.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2548	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +8.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +8.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，56.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，56.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，56.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2549	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +9.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +9.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，57.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，57.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，57.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2550	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +9.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +9.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，58.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，58.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，58.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2551	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +10.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +10.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，59.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，59.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，59.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2552	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +10.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +10.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，60.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，60.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，60.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2553	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +11.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +11.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，61.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，61.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，61.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2554	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +11.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +11.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，62.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，62.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，62.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2555	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +12.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +12.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，63.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，63.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，63.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2556	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +12.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +12.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，64.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，64.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，64.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2557	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +13.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +13.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，65.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，65.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，65.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2558	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +13.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +13.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，66.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，66.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，66.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2559	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +14.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +14.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，67.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，67.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，67.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2560	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +14.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +14.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，68.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，68.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，68.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2561	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +15.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +15.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，69.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，69.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，69.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2562	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +15.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +15.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，70.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，70.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，70.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2563	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +16.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +16.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，71.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，71.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，71.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2564	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +16.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +16.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，72.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，72.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，72.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2565	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +17.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +17.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，73.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，73.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，73.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2566	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +17.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +17.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，74.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，74.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，74.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2567	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +18.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +18.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，75.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，75.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，75.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2568	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +18.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +18.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，76.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，76.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，76.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2569	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +19.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +19.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，77.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，77.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，77.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2570	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +19.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +19.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，78.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，78.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，78.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2571	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +20.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +20.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，79.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，79.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，79.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2572	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +20.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +20.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，80.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，80.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，80.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2573	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +21.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +21.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，81.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，81.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，81.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2574	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +21.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +21.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，82.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，82.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，82.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2575	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +22.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +22.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，83.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，83.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，83.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2576	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +22.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +22.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，84.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，84.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，84.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2577	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +23.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +23.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，85.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，85.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，85.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2578	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +23.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +23.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，86.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，86.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，86.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2579	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +24.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +24.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，87.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，87.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，87.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2580	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +24.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +24.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，88.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，88.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，88.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2581	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +25.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +25.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，89.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，89.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，89.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2582	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +25.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +25.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，90.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，90.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，90.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2583	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +26.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +26.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，91.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，91.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，91.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2584	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +26.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +26.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，92.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，92.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，92.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2585	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +27.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +27.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，93.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，93.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，93.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2586	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +27.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +27.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，94.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，94.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，94.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2587	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +28.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +28.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，95.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，95.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，95.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2588	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +28.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +28.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，96.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，96.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，96.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2589	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +29.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +29.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，97.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，97.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，97.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2590	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +29.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +29.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，98.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，98.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，98.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2591	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +30.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:200 SE: +30.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，99.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，99.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，99.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2592	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +6.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +6.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，100.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，100.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，100.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2593	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +6.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +6.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，101.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，101.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，101.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2594	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +7.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +7.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，102.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，102.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，102.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2595	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +7.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +7.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，103.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，103.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，103.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2596	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +8.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +8.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，104.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，104.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，104.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2597	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +8.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +8.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，105.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，105.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，105.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2598	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +9.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +9.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，106.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，106.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，106.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2599	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +9.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +9.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，107.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，107.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，107.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2600	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +10.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +10.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，108.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，108.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，108.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2601	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +10.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +10.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，109.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，109.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，109.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2602	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +11.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +11.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，110.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，110.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，110.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2603	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +11.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +11.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，111.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，111.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，111.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2604	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +12.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +12.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，112.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，112.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，112.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2605	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +12.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +12.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，113.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，113.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，113.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2606	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +13.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +13.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，114.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，114.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，114.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2607	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +13.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +13.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，115.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，115.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，115.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2608	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +14.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +14.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，116.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，116.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，116.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2609	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +14.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +14.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，117.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，117.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，117.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2610	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +15.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +15.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，118.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，118.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，118.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2611	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +15.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +15.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，119.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，119.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，119.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2612	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +16.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +16.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，120.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，120.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，120.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2613	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +16.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +16.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，121.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，121.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，121.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2614	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +17.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +17.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，122.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，122.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，122.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2615	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +17.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +17.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，123.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，123.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，123.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2616	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +18.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +18.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，124.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，124.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，124.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2617	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +18.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +18.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，125.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，125.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，125.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2618	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +19.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +19.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，126.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，126.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，126.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2619	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +19.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +19.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，127.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，127.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，127.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2620	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +20.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +20.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，128.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，128.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，128.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2621	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +20.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +20.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，129.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，129.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，129.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2622	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +21.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +21.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，130.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，130.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，130.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2623	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +21.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +21.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，131.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，131.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，131.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2624	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +22.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +22.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，132.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，132.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，132.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2625	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +22.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +22.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，133.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，133.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，133.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2626	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +23.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +23.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，134.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，134.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，134.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2627	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +23.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +23.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，135.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，135.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，135.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2628	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +24.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +24.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，136.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，136.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，136.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2629	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +24.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +24.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，137.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，137.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，137.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2630	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +25.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +25.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，138.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，138.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，138.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2631	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +25.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +25.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，139.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，139.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，139.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2632	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +26.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +26.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，140.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，140.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，140.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2633	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +26.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +26.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，141.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，141.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，141.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2634	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +27.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +27.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，142.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，142.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，142.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2635	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +27.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +27.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，143.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，143.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，143.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2636	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +28.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +28.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，144.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，144.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，144.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2637	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +28.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +28.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，145.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，145.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，145.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2638	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +29.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +29.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，146.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，146.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，146.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2639	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +29.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +29.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，147.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，147.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，147.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2640	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +30.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:275 SE: +30.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，148.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，148.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，148.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2641	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +6.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +6.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，149.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，149.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，149.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2642	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +6.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +6.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，150.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，150.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，150.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2643	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +7.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +7.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，151.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，151.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，151.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2644	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +7.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +7.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，152.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，152.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，152.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2645	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +8.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +8.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，153.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，153.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，153.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2646	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +8.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +8.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，154.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，154.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，154.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2647	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +9.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +9.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，155.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，155.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，155.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2648	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +9.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +9.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，156.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，156.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，156.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2649	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +10.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +10.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，157.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，157.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，157.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2650	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +10.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +10.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，158.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，158.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，158.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2651	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +11.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +11.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，159.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，159.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，159.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2652	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +11.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +11.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，160.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，160.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，160.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2653	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +12.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +12.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，161.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，161.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，161.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2654	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +12.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +12.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，162.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，162.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，162.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2655	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +13.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +13.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，163.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，163.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，163.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2656	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +13.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +13.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，164.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，164.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，164.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2657	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +14.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +14.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，165.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，165.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，165.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2658	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +14.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +14.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，166.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，166.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，166.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2659	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +15.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +15.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，167.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，167.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，167.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2660	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +15.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +15.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，168.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，168.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，168.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2661	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +16.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +16.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，169.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，169.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，169.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2662	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +16.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +16.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，170.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，170.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，170.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2663	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +17.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +17.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，171.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，171.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，171.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2664	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +17.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +17.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，172.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，172.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，172.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2665	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +18.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +18.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，173.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，173.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，173.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2666	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +18.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +18.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，174.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，174.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，174.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2667	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +19.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +19.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，175.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，175.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，175.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2668	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +19.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +19.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，176.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，176.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，176.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2669	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +20.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +20.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，177.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，177.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，177.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2670	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +20.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +20.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，178.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，178.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，178.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2671	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +21.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +21.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，179.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，179.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，179.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2672	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +21.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +21.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，180.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，180.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，180.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2673	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +22.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +22.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，181.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，181.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，181.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2674	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +22.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +22.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，182.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，182.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，182.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2675	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +23.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +23.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，183.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，183.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，183.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2676	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +23.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +23.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，184.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，184.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，184.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2677	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +24.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +24.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，185.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，185.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，185.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2678	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +24.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +24.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，186.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，186.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，186.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2679	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +25.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +25.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，187.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，187.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，187.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2680	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +25.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +25.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，188.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，188.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，188.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2681	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +26.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +26.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，189.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，189.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，189.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2682	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +26.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +26.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，190.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，190.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，190.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2683	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +27.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +27.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，191.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，191.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，191.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2684	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +27.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +27.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，192.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，192.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，192.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2685	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +28.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +28.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，193.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，193.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，193.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2686	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +28.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +28.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，194.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，194.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，194.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2687	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +29.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +29.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，195.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，195.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，195.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2688	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +29.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +29.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，196.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，196.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，196.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2689	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +30.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:350 SE: +30.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，197.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，197.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，197.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2690	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +6.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +6.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，198.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，198.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，198.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2691	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +6.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +6.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，199.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，199.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，199.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2692	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +7.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +7.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，200.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，200.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，200.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2693	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +7.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +7.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，201.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，201.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，201.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2694	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +8.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +8.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，202.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，202.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，202.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2695	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +8.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +8.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，203.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，203.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，203.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2696	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +9.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +9.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，204.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，204.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，204.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2697	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +9.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +9.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，205.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，205.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，205.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2698	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +10.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +10.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，206.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，206.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，206.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2699	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +10.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +10.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，207.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，207.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，207.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2700	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +11.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +11.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，208.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，208.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，208.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2701	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +11.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +11.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，209.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，209.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，209.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2702	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +12.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +12.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，210.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，210.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，210.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2703	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +12.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +12.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，211.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，211.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，211.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2704	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +13.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +13.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，212.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，212.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，212.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2705	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +13.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +13.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，213.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，213.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，213.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2706	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +14.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +14.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，214.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，214.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，214.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2707	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +14.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +14.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，215.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，215.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，215.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2708	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +15.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +15.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，216.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，216.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，216.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2709	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +15.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +15.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，217.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，217.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，217.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2710	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +16.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +16.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，218.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，218.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，218.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2711	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +16.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +16.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，219.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，219.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，219.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2712	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +17.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +17.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，220.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，220.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，220.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2713	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +17.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +17.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，221.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，221.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，221.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2714	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +18.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +18.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，222.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，222.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，222.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2715	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +18.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +18.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，223.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，223.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，223.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2716	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +19.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +19.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，224.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，224.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，224.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2717	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +19.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +19.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，225.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，225.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，225.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2718	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +20.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +20.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，226.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，226.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，226.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2719	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +20.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +20.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，227.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，227.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，227.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2720	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +21.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +21.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，228.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，228.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，228.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2721	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +21.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +21.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，229.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，229.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，229.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2722	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +22.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +22.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，230.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，230.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，230.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2723	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +22.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +22.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，231.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，231.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，231.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2724	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +23.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +23.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，232.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，232.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，232.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2725	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +23.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +23.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，233.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，233.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，233.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2726	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +24.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +24.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，234.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，234.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，234.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2727	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +24.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +24.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，235.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，235.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，235.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2728	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +25.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +25.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，236.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，236.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，236.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2729	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +25.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +25.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，237.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，237.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，237.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2730	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +26.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +26.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，238.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，238.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，238.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2731	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +26.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +26.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，239.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，239.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，239.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2732	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +27.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +27.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，240.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，240.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，240.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2733	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +27.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +27.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，241.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，241.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，241.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2734	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +28.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +28.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，242.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，242.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，242.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2735	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +28.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +28.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，243.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，243.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，243.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2736	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +29.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +29.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，244.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，244.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，244.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2737	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +29.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +29.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，245.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，245.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，245.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2738	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +30.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:425 SE: +30.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，246.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，246.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，246.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2739	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +6.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +6.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，247.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，247.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，247.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2740	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +6.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +6.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，248.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，248.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，248.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2741	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +7.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +7.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，249.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，249.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，249.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2742	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +7.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +7.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，250.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，250.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，250.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2743	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +8.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +8.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，251.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，251.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，251.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2744	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +8.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +8.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，252.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，252.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，252.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2745	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +9.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +9.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，253.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，253.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，253.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2746	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +9.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +9.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，254.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，254.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，254.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2747	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +10.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +10.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，255.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，255.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，255.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2748	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +10.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +10.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，256.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，256.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，256.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2749	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +11.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +11.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，257.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，257.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，257.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2750	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +11.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +11.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，258.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，258.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，258.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2751	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +12.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +12.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，259.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，259.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，259.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2752	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +12.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +12.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，260.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，260.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，260.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2753	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +13.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +13.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，261.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，261.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，261.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2754	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +13.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +13.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，262.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，262.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，262.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2755	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +14.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +14.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，263.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，263.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，263.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2756	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +14.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +14.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，264.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，264.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，264.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2757	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +15.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +15.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，265.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，265.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，265.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2758	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +15.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +15.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，266.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，266.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，266.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2759	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +16.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +16.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，267.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，267.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，267.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2760	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +16.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +16.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，268.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，268.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，268.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2761	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +17.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +17.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，269.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，269.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，269.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2762	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +17.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +17.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，270.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，270.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，270.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2763	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +18.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +18.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，271.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，271.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，271.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2764	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +18.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +18.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，272.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，272.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，272.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2765	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +19.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +19.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，273.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，273.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，273.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2766	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +19.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +19.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，274.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，274.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，274.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2767	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +20.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +20.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，275.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，275.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，275.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2768	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +20.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +20.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，276.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，276.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，276.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2769	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +21.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +21.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，277.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，277.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，277.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2770	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +21.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +21.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，278.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，278.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，278.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2771	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +22.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +22.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，279.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，279.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，279.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2772	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +22.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +22.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，280.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，280.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，280.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2773	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +23.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +23.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，281.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，281.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，281.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2774	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +23.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +23.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，282.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，282.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，282.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2775	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +24.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +24.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，283.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，283.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，283.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2776	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +24.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +24.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，284.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，284.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，284.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2777	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +25.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +25.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，285.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，285.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，285.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2778	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +25.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +25.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，286.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，286.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，286.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2779	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +26.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +26.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，287.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，287.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，287.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2780	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +26.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +26.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，288.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，288.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，288.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2781	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +27.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +27.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，289.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，289.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，289.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2782	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +27.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +27.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，290.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，290.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，290.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2783	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +28.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +28.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，291.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，291.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，291.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2784	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +28.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +28.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，292.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，292.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，292.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2785	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +29.0AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +29.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，293.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，293.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，293.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2786	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +29.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +29.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，294.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，294.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，294.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2787	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +30.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:500 SE: +30.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，295.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，295.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，295.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2788	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +6.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +6.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，296.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，296.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，296.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2789	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +6.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +6.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，297.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，297.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，297.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2790	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +7.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +7.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，298.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，298.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，298.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2791	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +7.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +7.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，299.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，299.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，299.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2792	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +8.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +8.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，300.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，300.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，300.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2793	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +8.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +8.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，301.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，301.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，301.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2794	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +9.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +9.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，302.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，302.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，302.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2795	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +9.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +9.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，303.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，303.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，303.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2796	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +10.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +10.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，304.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，304.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，304.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2797	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +10.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +10.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，305.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，305.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，305.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2798	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +11.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +11.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，306.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，306.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，306.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2799	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +11.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +11.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，307.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，307.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，307.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2800	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +12.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +12.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，308.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，308.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，308.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2801	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +12.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +12.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，309.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，309.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，309.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2802	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +13.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +13.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，310.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，310.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，310.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2803	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +13.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +13.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，311.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，311.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，311.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2804	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +14.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +14.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，312.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，312.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，312.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2805	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +14.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +14.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，313.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，313.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，313.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2806	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +15.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +15.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，314.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，314.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，314.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2807	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +15.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +15.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，315.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，315.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，315.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2808	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +16.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +16.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，316.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，316.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，316.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2809	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +16.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +16.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，317.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，317.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，317.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2810	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +17.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +17.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，318.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，318.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，318.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2811	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +17.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +17.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，319.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，319.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，319.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2812	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +18.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +18.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，320.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，320.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，320.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2813	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +18.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +18.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，321.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，321.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，321.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2814	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +19.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +19.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，322.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，322.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，322.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2815	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +19.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +19.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，323.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，323.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，323.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2816	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +20.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +20.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，324.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，324.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，324.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2817	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +20.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +20.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，325.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，325.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，325.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2818	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +21.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +21.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，326.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，326.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，326.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2819	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +21.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +21.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，327.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，327.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，327.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2820	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +22.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +22.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，328.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，328.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，328.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2821	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +22.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +22.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，329.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，329.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，329.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2822	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +23.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +23.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，330.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，330.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，330.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2823	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +23.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +23.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，331.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，331.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，331.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2824	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +24.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +24.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，332.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，332.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，332.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2825	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +24.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +24.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，333.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，333.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，333.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2826	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +25.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +25.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，334.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，334.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，334.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2827	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +25.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +25.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，335.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，335.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，335.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2828	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +26.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +26.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，336.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，336.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，336.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2829	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +26.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +26.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，337.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，337.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，337.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2830	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +27.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +27.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，338.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，338.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，338.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2831	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +27.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +27.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，339.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，339.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，339.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

2832	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +28.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +28.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，340.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，340.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，340.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2833	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +29.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +29.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，342.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，342.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，342.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2834	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +29.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +29.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，343.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，343.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，343.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2835	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +30.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +30.0 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，344.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，344.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，344.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。
2836	伽瑪三股骨固定系統 GAMMA3 LONG NAIL 10X260MMX130° RIGHT AS:STRYKER 3430-0260S	GAMMA3 LONG NAIL 10X260MMX130° RIGHT AS:STRYKER 3430-0260S	所有與骨折內固定裝置使用相關最常見副作用均可能發生。不良反應包括：骨折部位延遲癒合或不癒合、骨質鬆動及骨軟化等導致植入物鬆動變形、早發或遲發性感染等。	本系統主要適用於粗隆骨下骨折，股骨轉子合併骨幹骨折，於粗隆及長骨部位之病理骨折包含預防之用，骨折不接合和癒合不良。	出現以下情況失敗風險將增加:活動或可疑之潛在性感染創傷部位或其周圍顯著的局部發炎、血管受損影響血液供應、患者手術部位組織覆蓋不充分……等。	Stryker	19036	19987.8	53513	FBNG120311S9	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。
2837	伽瑪三股骨固定系統 GAMMA3 LONG NAIL 10X260MMX130° LEFT AS:STRYKER 3530-0260S	GAMMA3 LONG NAIL 10X260MMX130° LEFT AS:STRYKER 3530-0260S	所有與骨折內固定裝置使用相關最常見副作用均可能發生。不良反應包括：骨折部位延遲癒合或不癒合、骨質鬆動及骨軟化等導致植入物鬆動變形、早發或遲發性感染等。	本系統主要適用於粗隆骨下骨折，股骨轉子合併骨幹骨折，於粗隆及長骨部位之病理骨折包含預防之用，骨折不接合和癒合不良。	出現以下情況失敗風險將增加:活動或可疑之潛在性感染創傷部位或其周圍顯著的局部發炎、血管受損影響血液供應、患者手術部位組織覆蓋不充分……等。	Stryker	19036	19987.8	53513	FBNG120311S9	鈦合金材質，生物相容性高；專利表面處理，提升材料強度及抗感染力。
2838	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 AS:METRONIC D:4MM L:150MM	IN.PACT ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER AS:METRONIC D:4MM L:150MM	適用於周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術（PTA）	據臨床實驗無明顯之副作用	適用於周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術（PTA）	與健保品項之PTA療法相比，使用愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管一年的血管通暢率達89%，相較於傳統PTA僅55%的通暢率，有較好的治療成效。	28773	30211.65	44789	CBC04APDCBM4	1.在放入擴張導管前，應按照經皮腔內血管成形術的標準治療程序對患者進行適當藥物（例如抗凝血劑、血管舒張藥物等）。2.治療球囊導管在涉及鈣化病灶時應小心使用，因為此類病灶具有研磨性質。

2839	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 AS:METRONIC D:5MM L:150MM	IN.PACT ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER AS:METRONIC D:5MM L:150MM	適用於周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術（PTA）	據臨床實驗無明顯之副作用	適用於周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術（PTA）	與健保品項之PTA療法相比，使用愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管一年的血管通暢率達89%，相較於傳統PTA僅55%的通暢率，有較好的治療成效。	28773	30211.65	44789	CBC04A PDCBM4	1.在放入擴張導管前，應按照經皮腔內血管成形術的標準治療程序對患者進行適當藥物（例如抗凝血劑、血管舒張藥物等）。2.治療球囊導管在涉及鈣化病灶時應小心使用，因為此類病灶具有研磨性質。
2840	愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管 AS:METRONIC D:6MM L:150MM	IN.PACT ADMIRAL PACLITAXEL-ELUTING PTA BALLOON CATHETER AS:METRONIC D:6MM L:150MM	適用於周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術（PTA）	據臨床實驗無明顯之副作用	適用於周邊動脈狹窄患者的經皮腔內血管成形術（PTA）	與健保品項之PTA療法相比，使用愛德米羅紫杉醇塗藥周邊球囊導管一年的血管通暢率達89%，相較於傳統PTA僅55%的通暢率，有較好的治療成效。	28773	30211.65	44789	CBC04A PDCBM4	1.在放入擴張導管前，應按照經皮腔內血管成形術的標準治療程序對患者進行適當藥物（例如抗凝血劑、血管舒張藥物等）。2.治療球囊導管在涉及鈣化病灶時應小心使用，因為此類病灶具有研磨性質。
2841	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.50MMX12MM AS:MEDTRONIC RONYX45012X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.50MMX12MM AS:MEDTRONIC RONYX45012X	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。 放置支架可能會降低側枝血管的通暢性。	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	此支架為塗藥性支架，健保支架為裸支架(未塗藥)，塗藥能抑制病灶內皮增生，達到更好得治療效果	14099	14803.95	58951	CBP06EL UT7M4	無
2842	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.50MMX15MM AS:MEDTRONIC RONYX45015X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.50MMX15MM AS:MEDTRONIC RONYX45015X	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。 放置支架可能會降低側枝血管的通暢性。	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	此支架為塗藥性支架，健保支架為裸支架(未塗藥)，塗藥能抑制病灶內皮增生，達到更好得治療效果	14099	14803.95	58951	CBP06EL UT7M4	無
2843	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.50MMX18MM AS:MEDTRONIC RONYX45018X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.50MMX18MM AS:MEDTRONIC RONYX45018X	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。 放置支架可能會降低側枝血管的通暢性。	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	此支架為塗藥性支架，健保支架為裸支架(未塗藥)，塗藥能抑制病灶內皮增生，達到更好得治療效果	14099	14803.95	58951	CBP06EL UT7M4	無
2844	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.50MMX22MM AS:MEDTRONIC RONYX45022X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.50MMX22MM AS:MEDTRONIC RONYX45022X	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。 放置支架可能會降低側枝血管的通暢性。	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	此支架為塗藥性支架，健保支架為裸支架(未塗藥)，塗藥能抑制病灶內皮增生，達到更好得治療效果	14099	14803.95	58951	CBP06EL UT7M4	無

2845	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.50MMX26MM AS:MEDTRONIC RONYX45026X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.50MMX26MM AS:MEDTRONIC RONYX45026X	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。 放置支架可能會降低側枝血管的通暢性。	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	此支架為塗藥性支架，健保支架為裸支架(未塗藥)，塗藥能抑制病灶內皮增生，達到更好得治療效果	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT7M4	無
2846	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 4.50MMX30MM AS:MEDTRONIC RONYX45030X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 4.50MMX30MM AS:MEDTRONIC RONYX45030X	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。 放置支架可能會降低側枝血管的通暢性。	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	此支架為塗藥性支架，健保支架為裸支架(未塗藥)，塗藥能抑制病灶內皮增生，達到更好得治療效果	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT7M4	無
2847	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 5.00MMX12MM AS:MEDTRONIC RONYX50012X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 5.00MMX12MM AS:MEDTRONIC RONYX50012X	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。 放置支架可能會降低側枝血管的通暢性。	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	此支架為塗藥性支架，健保支架為裸支架(未塗藥)，塗藥能抑制病灶內皮增生，達到更好得治療效果	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT7M4	無
2848	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 5.00MMX15MM AS:MEDTRONIC RONYX50015X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 5.00MMX15MM AS:MEDTRONIC RONYX50015X	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。 放置支架可能會降低側枝血管的通暢性。	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	此支架為塗藥性支架，健保支架為裸支架(未塗藥)，塗藥能抑制病灶內皮增生，達到更好得治療效果	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT7M4	無
2849	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 5.00MMX18MM AS:MEDTRONIC RONYX50018X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 5.00MMX18MM AS:MEDTRONIC RONYX50018X	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。 放置支架可能會降低側枝血管的通暢性。	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	此支架為塗藥性支架，健保支架為裸支架(未塗藥)，塗藥能抑制病灶內皮增生，達到更好得治療效果	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT7M4	無
2850	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 5.00MMX22MM AS:MEDTRONIC RONYX50022X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 5.00MMX22MM AS:MEDTRONIC RONYX50022X	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。 放置支架可能會降低側枝血管的通暢性。	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	此支架為塗藥性支架，健保支架為裸支架(未塗藥)，塗藥能抑制病灶內皮增生，達到更好得治療效果	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT7M4	無
2851	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 5.00MMX26MM AS:MEDTRONIC RONYX50026X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 5.00MMX26MM AS:MEDTRONIC RONYX50026X	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。 放置支架可能會降低側枝血管的通暢性。	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	此支架為塗藥性支架，健保支架為裸支架(未塗藥)，塗藥能抑制病灶內皮增生，達到更好得治療效果	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT7M4	無

2852	律動歐尼克斯冠狀動脈塗藥支架系統 5.00MMX30MM AS:MEDTRONIC RONYX50030X	RESOLUTE ONYX ZOTAROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 5.00MMX30MM AS:MEDTRONIC RONYX50030X	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	過早中斷處方中的抗血小板藥物治療可能增加血栓形成、心肌哽塞或死亡的風險。 放置支架可能會降低側枝血管的通暢性。	支架系統適用於適合接受經皮冠狀動脈成形術(PTCA)之病患，多支血管病變、急性冠狀動脈症候群(ACS)、急性心肌梗塞(AMI)、不穩定型心?痛(UA)。	此支架為塗藥性支架，健保支架為裸支架(未塗藥)，塗藥能抑制病灶內皮增生，達到更好得治療效果	14099	14803.95	58951	CBP06ELUT7M4	無
2853	北極峰進階心臟冷凍消融導管 AS:MEDTRONIC 2AF283	ARCTIC FRONT ADVANCE CARDIAC CRYOABLATION CATHETER AS:MEDTRONIC 2AF283	用於陣發性心房纖維顫動之肺靜脈阻隔。	患者接受冷凍消融手術後，應密切觀察其是否出現臨床不良事件。偶爾會發生隔神經受損，發現時應立即停止消融手術。於每次進行右肺靜脈處冷凍消融手術時，應全程進行連續性隔神經節律。	用於陣發性心房纖維顫動之肺靜脈阻隔。	無健保品項	70200	71700	131400	CXE052AF23M4	不宜用於1.二尖瓣逆流或狹窄者。2.左心房大於55mm者。
2854	北極峰進階心臟冷凍消融導管 AS:MEDTRONIC 2AF233	ARCTIC FRONT ADVANCE CARDIAC CRYOABLATION CATHETER AS:MEDTRONIC 2AF233	用於陣發性心房纖維顫動之肺靜脈阻隔。	患者接受冷凍消融手術後，應密切觀察其是否出現臨床不良事件。偶爾會發生隔神經受損，發現時應立即停止消融手術。於每次進行右肺靜脈處冷凍消融手術時，應全程進行連續性隔神經節律。	用於陣發性心房纖維顫動之肺靜脈阻隔。	無健保品項	70200	71700	131400	CXE052AF23M4	不宜用於1.二尖瓣逆流或狹窄者。2.左心房大於55mm者。
2855	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 0.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 0.0 ASPICIO ASP60SC 0.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	無	2744	2881.2	33119	FALSNWAVE16C	無
2856	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 1.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 1.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	無	2744	2881.2	33119	FALSNWAVE16C	無
2857	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 2.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 2.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSNWAVE16C	無
2858	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 3.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 3.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSNWAVE16C	無
2859	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 4.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 4.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSNWAVE16C	無

2860	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 5.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 5.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2861	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 6.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 6.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2862	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 7.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 7.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2863	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 8.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 8.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2864	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 9.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 9.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2865	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 10.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 10.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2866	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 10.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 10.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無

2867	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 11.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 11.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2868	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 11.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 11.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2869	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 12.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 12.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2870	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 12.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 12.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2871	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 13.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 13.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2872	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 13.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 13.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2873	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 14.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 14.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無

2874	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 14.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 14.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2875	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 15.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 15.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2876	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 15.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 15.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2877	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 16.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 16.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2878	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 16.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 16.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2879	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 17.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 17.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2880	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 17.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 17.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無

2881	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 18.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 18.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2882	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 18.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 18.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2883	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 19.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 19.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2884	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 19.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 19.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2885	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 20.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 20.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2886	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 20.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 20.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2887	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 21.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 21.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無

2888	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 21.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 21.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2889	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 22.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 22.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2890	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 22.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 22.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2891	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 23.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 23.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2892	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 23.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 23.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2893	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 24.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 24.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2894	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 24.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 24.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無

2895	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 25.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 25.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2896	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 25.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 25.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2897	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 26.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 26.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2898	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 26.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 26.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2899	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 27.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 27.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2900	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 27.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 27.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2901	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 28.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 28.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無

2902	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 28.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 28.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2903	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 29.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 29.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2904	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 29.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 29.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2905	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 30.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SC 30.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)。	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVE16 C	無
2906	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 0.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 0.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~475nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2907	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 1.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 1.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~476nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2908	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 2.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 2.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~477nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無

2909	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 3.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 3.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~478nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2910	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 4.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 4.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~479nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2911	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 5.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 5.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~480nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2912	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 6.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 6.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~481nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2913	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 7.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 7.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~482nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2914	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 8.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 8.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~483nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無

2915	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 9.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 9.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~484nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2916	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 10.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 10.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~485nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2917	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 10.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 10.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~486nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2918	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 11.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 11.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~487nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2919	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 11.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 11.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~488nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2920	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 12.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 12.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~489nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無

2921	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 12.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 12.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~490nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2922	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 13.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 13.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~491nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2923	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 13.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 13.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~492nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2924	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 14.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 14.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~493nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2925	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 14.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 14.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~494nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2926	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 15.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 15.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~495nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無

2927	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 15.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 15.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~496nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2928	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 16.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 16.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~497nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2929	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 16.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 16.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~498nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2930	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 17.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 17.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~499nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2931	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 17.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 17.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~500nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2932	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 18.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 18.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~501nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無

2933	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 18.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 18.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~502nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2934	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 19.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 19.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~503nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2935	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 19.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 19.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~504nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2936	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 20.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 20.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~505nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2937	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 20.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 20.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~506nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2938	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 21.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 21.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~507nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無

2939	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 21.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 21.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~508nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2940	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 22.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 22.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~509nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2941	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 22.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 22.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~510nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2942	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 23.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 23.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~511nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2943	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 23.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 23.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~512nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2944	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 24.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 24.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~513nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無

2945	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 24.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 24.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~514nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2946	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 25.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 25.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~515nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2947	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 25.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 25.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~516nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2948	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 26.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 26.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~517nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2949	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 26.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 26.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~518nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2950	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 27.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 27.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~519nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無

2951	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 27.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 27.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~520nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2952	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 28.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 28.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~521nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2953	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 28.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 28.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~522nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2954	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 29.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 29.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~523nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2955	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 29.5	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 29.5	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~524nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無
2956	愛視睫軟式 疏水性人工水晶體 SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 30.0	SOFT HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LES AS:ASPICIO ASP60SY 30.0	本產品適用於經囊外晶體摘除術或超音波晶體乳化術後之成人無晶體病患，用以取代摘除之晶體，以矯正視力。使用時應植入晶體囊中。	植入人工水晶體相關的併發症(包含但並不限於)：前房積血、前房積膿、水晶體脫位、黃斑部囊狀水腫、瞳孔閉鎖、視網膜脫離、眼內感染、角膜基質水腫、虹膜炎、眼壓升高、二次手術(不包括視網膜脫離和後水晶體囊切開術)	愛視睫軟式疏水性人工水晶體，是折疊式後房型人工水晶體，可過濾紫外線，用以取代成人病患水晶體之光學植入物，其屈光度>0D之產品可對無晶體眼作視力矯正。黃片具有藍光過濾色基(chromophore)可用於過濾藍光，使其對於過濾400nm~525nm波長光線的能力近似於年輕人類水晶體。	無	2744	2881.2	33119	FALSN WAVEY 6C	無

2957	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 13.0D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 13.0D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
2958	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 13.5D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 13.5D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
2959	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 14.0D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 14.0D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。

2960	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 14.5D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 14.5D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
2961	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 15.0D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 15.0D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
2962	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 15.5D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 15.5D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。

2963	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 16.0D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 16.0D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
2964	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 16.5D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 16.5D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
2965	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 17.0D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 17.0D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。

2966	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 17.5D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 17.5D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
2967	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 18.0D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 18.0D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
2968	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 18.5D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 18.5D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。

2969	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 19.0D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 19.0D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
2970	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 19.5D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 19.5D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
2971	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 20.0D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 20.0D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。

2972	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 20.5D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 20.5D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
2973	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 21.0D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 21.0D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
2974	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 21.5D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 21.5D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。

2975	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 22.0D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 22.0D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
2976	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 22.5D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 22.5D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
2977	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 23.0D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 23.0D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。

2978	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 23.5D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 23.5D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
2979	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 24.0D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 24.0D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
2980	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 24.5D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 24.5D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。

2981	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 25.0D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 25.0D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
2982	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 25.5D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 25.5D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
2983	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 26.0D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 26.0D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。

2984	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 26.5D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 26.5D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
2985	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 27.0D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 27.0D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
2986	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 27.5D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 27.5D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。

2987	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 28.0D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 28.0D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
2988	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 28.5D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 28.5D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
2989	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 29.0D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 29.0D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。

2990	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 29.5D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 29.5D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
2991	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 30.0D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 30.0D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	1.為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標。2.術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果。3.請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
2992	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 1.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 1.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於10%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、13.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於10%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNPRE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過2分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

2993	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 1.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 1.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於11%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、14.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於11%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過3分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
2994	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 2.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 2.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於12%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、15.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於12%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過4分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

2995	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 2.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 2.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於13%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、16.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於13%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過5分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
2996	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 3.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 3.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於14%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、17.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於14%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過6分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

2997	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 3.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 3.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於15%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、18.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於15%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過7分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
2998	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 4.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 4.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於16%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、19.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於16%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過8分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

2999	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 4.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 4.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於17%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、20.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於17%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNPRE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過9分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
3000	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 5.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 5.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於18%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、21.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於18%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNPRE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過10分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

3001	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 5.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 5.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於19%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、22.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於19%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過11分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
3002	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 6.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 6.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於20%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、23.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於20%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過12分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

3003	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 6.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 6.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於21%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、24.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於21%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過13分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
3004	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 7.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 7.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於22%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、25.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於22%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過14分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

3005	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 7.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 7.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於23%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、26.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於23%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過15分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
3006	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 8.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 8.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於24%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、27.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於24%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過16分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

3007	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 8.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 8.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於25%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、28.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於25%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過17分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
3008	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 9.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 9.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於26%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、29.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於26%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過18分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

3009	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 9.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 9.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於27%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、30.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於27%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過19分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
3010	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 10.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 10.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於28%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、31.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於28%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過20分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

3011	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 10.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 10.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於29%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、32.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於29%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過21分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
3012	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 11.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 11.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於30%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、33.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於30%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過22分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

3013	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 11.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 11.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於31%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、34.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於31%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過23分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
3014	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 12.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 12.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於32%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、35.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於32%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過24分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

3015	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 12.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 12.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於33%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、36.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於33%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過25分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
3016	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 13.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 13.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於34%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、37.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於34%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過26分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

3017	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 13.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 13.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於35%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、38.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於35%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過27分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
3018	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 14.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 14.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於36%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、39.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於36%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過28分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

3019	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 14.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 14.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於37%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、40.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於37%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過29分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
3020	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 15.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 15.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於38%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、41.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於38%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過30分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

3021	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 15.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 15.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於39%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、42.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於39%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過31分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
3022	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 16.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 16.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於40%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、43.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於40%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過32分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

3023	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 16.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 16.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於41%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、44.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於41%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過33分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
3024	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 17.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 17.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於42%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、45.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於42%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過34分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

3025	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 17.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 17.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於43%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、46.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於43%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過35分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
3026	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 18.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 18.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於44%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、47.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於44%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過36分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

3027	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 18.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 18.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於45%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、48.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於45%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過37分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
3028	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 19.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 19.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於46%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、49.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於46%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過38分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

3029	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 19.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 19.5D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於47%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、50.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於47%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過39分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
3030	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 20.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 20.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於48%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、51.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於48%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過40分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

3031	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 20.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 20.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於49%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、52.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於49%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過41分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
3032	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 21.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 21.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於50%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、53.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於50%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過42分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

3033	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 21.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 21.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於51%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、54.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於51%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過43分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
3034	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 22.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 22.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於52%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、55.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於52%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過44分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

3035	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 22.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 22.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於53%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、56.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於53%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過45分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
3036	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 23.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 23.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於54%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、57.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於54%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過46分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

3037	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 23.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 23.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於55%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、58.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於55%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過47分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
3038	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 24.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 24.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於56%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、59.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於56%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過48分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

3039	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 24.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 24.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於57%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、60.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於57%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過49分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
3040	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 25.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 25.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於58%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、61.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於58%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過50分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

3041	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 25.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 25.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於59%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、62.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於59%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過51分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
3042	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 26.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 26.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於60%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、63.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於60%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過52分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

3043	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 26.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 26.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於61%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、64.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於61%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過53分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
3044	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 27.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 27.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於62%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、65.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於62%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過54分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

3045	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 27.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 27.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於63%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、66.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於63%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過55分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
3046	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 28.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 28.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於64%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、67.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於64%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過56分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

3047	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 28.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 28.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於65%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、68.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於65%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過57分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
3048	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 29.0D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 29.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於66%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、69.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於66%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過58分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

3049	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 29.5D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 29.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於67%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、70.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於67%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過59分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
3050	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 30.0D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 30.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於68%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、71.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於68%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過60分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

3051	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 30.5D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 30.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於69%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、72.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於69%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過61分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
3052	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 31.0D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 31.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於70%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、73.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於70%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過62分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

3053	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 31.5D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 31.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於71%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、74.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於71%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過63分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
3054	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 32.0D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 32.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於72%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、75.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於72%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過64分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

3055	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 32.5D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 32.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於73%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、76.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於73%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過65分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
3056	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 33.0D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 33.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於74%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、77.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於74%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNP RE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過66分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。

3057	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 33.5D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 33.5 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於75%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、78.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於75%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNPRE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過67分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
3058	精準型散光矯正人工水晶體 PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 34.0D AS:OPHTEC MODEL 565	PRECIZON TORIC INTRAOCULAR LENS 34.0 D AS:OPHTEC MODEL 565	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於76%。	潛在性的併發症包括但不侷限於以下：1.眼內炎、2.後發性白內障、3.黃斑囊狀水腫、4.角膜模糊、.虹膜睫狀體炎、6.青光眼、7.人工水晶體鈣化、8.人工水晶體脫落、9.瞳孔阻滯、10.視網膜剝離、11.玻璃體炎、12.眼前房出血、79.玻璃體脫落突出至前房。	本人工水晶體是高精準度光學器材，是植入囊袋內的前位面非球面人工水晶體，是由親水性丙烯酸聚合物製造而成，具有UV Cut-off 360nm波長，使UV波長傳輸低於76%。	此人工水晶體產品為非球面人工水晶體，能提供更好之視力品質，適合有需要在暗光下活動的患者。散光度數的矯正上，能提供更高的散光矯正範圍以及度數穩定性。	2744	2881.2	47619	FALSNPRE5T6P	產品整體包裝有問題不可使用，不可儲存於溫度低於18℃或高於45℃以上，不得重複消毒使用,不得使用超過保存期限之產品，從小藥水瓶內取出IOL後到植入IOL不得超過68分鐘，請用無菌生理食鹽水潤濕鏡片，本器材僅限於手術醫師使用，並依照醫療指示使用,手術前確認產品正確無誤。
3059	"麥克波特"陶瓷全人工髖關節系統(整組碼)	"MICROPORT"CERAMIC TOTAL HIP SYSTEMS	適用於全人工髖關節置換手術，目的是為了降低或減緩骨骼已完全發育患者的疼痛和改善其功能。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	陶瓷股骨頭，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性更高，副作用極低，延長病患使用	39396	40896	100211	FBHPCCERAH5D	必須根據臨床表現審慎評估每位患者不同的狀況，以選擇最適合的植入物。包含患者的體重、活動程度和職業。於手術前充分熟悉植入物的手術步驟。

3060	"麥克波特"陶瓷雙極式人工髖關節系統(整組碼)	"MICROPORT"CERAMIC BIPOLAR HIP SYSTEM	適用於半人工髖關節置換手術，目的是為了降低或減緩骨骼已完全發育患者的疼痛和改善其功能。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	陶瓷股骨頭，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性更高，副作用極低，延長病患使用	35195	36695	45430	FBHBCPRTYF5D	必須根據臨床表現審慎評估每位患者不同的狀況，以選擇最適合的植入物。包含患者的體重、活動程度和職業。於手術前充分熟悉植入物的手術步驟。
3061	"麥克波特"陶瓷雙極式人工髖關節系統(搭配組合式股骨柄)整組碼	"MICROPORT"CERAMIC BIPOLAR HIP SYSTEM	適用於半人工髖關節置換手術，目的是為了降低或減緩骨骼已完全發育患者的疼痛和改善其功能。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	陶瓷股骨頭，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性更高，副作用極低，延長病患使用	45118	46618	45430	FBHBCPRTYL5D	必須根據臨床表現審慎評估每位患者不同的狀況，以選擇最適合的植入物。包含患者的體重、活動程度和職業。於手術前充分熟悉植入物的手術步驟。
3062	必視能非球面疏水性人工水晶體 +5.0D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +5.0D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNSLHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3063	必視能非球面疏水性人工水晶體 +6.0D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +6.0D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNSLHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3064	必視能非球面疏水性人工水晶體 +7.0D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +7.0D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNSLHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3065	必視能非球面疏水性人工水晶體 +8.0D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +8.0D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNSLHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。

3066	必視能非球面疏水性人工水晶體 +9.0D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +9.0D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3067	必視能非球面疏水性人工水晶體 +10.0D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +10.0D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3068	必視能非球面疏水性人工水晶體 +10.5D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +10.5D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3069	必視能非球面疏水性人工水晶體 +11.0D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +11.0D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3070	必視能非球面疏水性人工水晶體 +11.5D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +11.5D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3071	必視能非球面疏水性人工水晶體 +12.0D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +12.0D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。

3072	必視能非球面疏水性人工水晶體 +12.5D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +12.5D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3073	必視能非球面疏水性人工水晶體 +13.0D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +13.0D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3074	必視能非球面疏水性人工水晶體 +13.5D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +13.5D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3075	必視能非球面疏水性人工水晶體 +14.0D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +14.0D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3076	必視能非球面疏水性人工水晶體 +14.5D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +14.5D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3077	必視能非球面疏水性人工水晶體 +15.0D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +15.0D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。

3078	必視能非球面疏水性人工水晶體 +15.5D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +15.5D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3079	必視能非球面疏水性人工水晶體 +16.0D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +16.0D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3080	必視能非球面疏水性人工水晶體 +16.5D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +16.5D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3081	必視能非球面疏水性人工水晶體 +17.0D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +17.0D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3082	必視能非球面疏水性人工水晶體 +17.5D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +17.5D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3083	必視能非球面疏水性人工水晶體 +18.0D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +18.0D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。

3084	必視能非球面疏水性人工水晶體 +18.5D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +18.5D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3085	必視能非球面疏水性人工水晶體 +19.0D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +19.0D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3086	必視能非球面疏水性人工水晶體 +19.5D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +19.5D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3087	必視能非球面疏水性人工水晶體 +20.0D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +20.0D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3088	必視能非球面疏水性人工水晶體 +20.5D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +20.5D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3089	必視能非球面疏水性人工水晶體 +21.0D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +21.0D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。

3090	必視能非球面疏水性人工水晶體 +21.5D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +21.5D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3091	必視能非球面疏水性人工水晶體 +22.0D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +22.0D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3092	必視能非球面疏水性人工水晶體 +22.5D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +22.5D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3093	必視能非球面疏水性人工水晶體 +23.0D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +23.0D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3094	必視能非球面疏水性人工水晶體 +23.5D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +23.5D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3095	必視能非球面疏水性人工水晶體 +24.0D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +24.0D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。

3096	必視能非球面疏水性人工水晶體 +24.5D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +24.5D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3097	必視能非球面疏水性人工水晶體 +25.0D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +25.0D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3098	必視能非球面疏水性人工水晶體 +25.5D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +25.5D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3099	必視能非球面疏水性人工水晶體 +26.0D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +26.0D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3100	必視能非球面疏水性人工水晶體 +26.5D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +26.5D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3101	必視能非球面疏水性人工水晶體 +27.0D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +27.0D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。

3102	必視能非球面疏水性人工水晶體 +27.5D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +27.5D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3103	必視能非球面疏水性人工水晶體 +28.0D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +28.0D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3104	必視能非球面疏水性人工水晶體 +28.5D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +28.5D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3105	必視能非球面疏水性人工水晶體 +29.0D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +29.0D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3106	必視能非球面疏水性人工水晶體 +29.5D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +29.5D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3107	必視能非球面疏水性人工水晶體 +30.0D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +30.0D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。

3108	必視能非球面疏水性人工水晶體 +31.0D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +31.0D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3109	必視能非球面疏水性人工水晶體 +32.0D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +32.0D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3110	必視能非球面疏水性人工水晶體 +33.0D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +33.0D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3111	必視能非球面疏水性人工水晶體 +34.0D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +34.0D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3112	必視能非球面疏水性人工水晶體 +35.0D AS:HANITA SEELENS HP	SEELENS HP ASPHERIC HYDROPHOBIC INTRAOCULAR LENS +35.0D AS:HANITA SEELENS HP	本產品為一片式非球面人工水晶體，用於白內障手術，替換人體自然水晶體。除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	無特殊不良反應。	本產品具有特別針對避免像差的設計，可增加對焦準確性。另具吸收及過濾紫外光功能，為視網膜提供更好的保護。	本產品為一片式非球面人工水晶體，除具一般水晶體抗紫外線外還多出抗紫光，可保護視網膜黃斑部，且不影響生理時鐘及夜視力。	2744	2881.2	31119	FALSNS LHP04H	一般白內障患者皆可使用，但患有全身性疾病、眼科疾病等，經眼科醫師判定為不適合的病例，則不建議使用。
3113	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL SMALL 130˚ 11MMX200MM AS:SYNTHES 472.116S	PFNA-II NAIL SMALL 130˚ 11MMX200MM AS:SYNTHES 472.116S	1.特殊螺旋狀設計，針對骨鬆病人能更加穩固 2.末端鎖定可選擇靜態鎖定，或動態鎖定 3.專為亞洲人設計 4.材質可增加生物相容性	*植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷. *過敏反應肇因於無法適應植入物材質. *癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙. *植入物而引起的疼痛.	1.特殊螺旋狀設計，針對骨鬆病人能更加穩固 2.末端鎖定可選擇靜態鎖定，或動態鎖定 3.專為亞洲人設計 4.材質可增加生物相容性	良好的骨板解剖塑型及交鎖固定系統使病人可以即早的活動，並提供良好的支撐穩定效果	19036	19987.8	46512	FBNG118785S1	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。

3114	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 10MMX380MM LONG LEFT AS:SYNTHES 473.028S	PFNA-II NAIL 130° 10MMX380MM LONG LEFT AS:SYNTHES 473.028S	1.特殊螺旋狀設計，針對骨鬆病人能更加穩固 2.末端鎖定可選擇靜態鎖定，或動態鎖定 3.專為亞洲人設計 4.材質可增加生物相容性	*植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷. *過敏反應肇因於無法適應植入物材質. *癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙. *植入物而引起的疼痛.	1.特殊螺旋狀設計，針對骨鬆病人能更加穩固 2.末端鎖定可選擇靜態鎖定，或動態鎖定 3.專為亞洲人設計 4.材質可增加生物相容性	良好的骨板解剖塑型及交鎖固定系統使病人可以即早的活動，並提供良好的支撐穩定效果	19036	19987.8	46512	FBNG118785S1	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
3115	長股骨髓內釘系統 PFNA-II NAIL 130° 9MMX320MM LONG LEFT AS:SYNTHES 473.075S	PFNA-II NAIL 130° 9MMX320MM LONG LEFT AS:SYNTHES 473.075S	1.特殊螺旋狀設計，針對骨鬆病人能更加穩固 2.末端鎖定可選擇靜態鎖定，或動態鎖定 3.專為亞洲人設計 4.材質可增加生物相容性	*植入物變形失效肇因於植入物選擇錯誤與/或骨生成過度負荷. *過敏反應肇因於無法適應植入物材質. *癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙. *植入物而引起的疼痛.	1.特殊螺旋狀設計，針對骨鬆病人能更加穩固 2.末端鎖定可選擇靜態鎖定，或動態鎖定 3.專為亞洲人設計 4.材質可增加生物相容性	良好的骨板解剖塑型及交鎖固定系統使病人可以即早的活動，並提供良好的支撐穩定效果	19036	19987.8	46512	FBNG118785S1	正確的使用植入物是非常的重要。當您將植入物調整外形，彎曲或切割時，應特別小心。改變植入物的表層，例如紋路，刮痕，修邊，與任何重覆前後彎曲，都可能會減其功能。
3116	麥克波特陶瓷全人工髖關節系統 整組碼	"MICROPORT"CERAMIC TOTAL HIP SYSTEM 整組碼	適用於全人工髖關節置換手術，目的是為了降低或減緩骨骼已完全發育患者的疼痛和改善其功能。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	陶瓷股骨頭，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性更高，副作用極低，延長病患使用年限。	39396	40896	45430	FBHPCCERAK5D	必須根據臨床表現審慎評估每位患者不同的狀況，以選擇最適合的植入物。包含患者的體重、活動程度和職業。於手術前充分熟悉植入物的手術步驟。
3117	麥克波特陶瓷全人工髖關節系統(陶瓷頭搭配組合式股骨柄)整組碼	"MICROPORT"CERAMIC TOTAL HIP SYSTEM 整組碼	適用於全人工髖關節置換手術，目的是為了降低或減緩骨骼已完全發育患者的疼痛和改善其功能。	骨質溶解、傷口癒合延遲、對金屬材料過敏反應、心血管異常、關節周圍鈣化或骨化。	陶瓷材質，質地堅硬耐磨，搭配陶瓷襯墊，產生最少的磨損顆粒，更有效降低磨耗，且具有最低的摩擦系數，穩定性高。	陶瓷襯墊，較一般聚乙烯襯墊更為耐磨，不易產出微粒，造成人工關節鬆脫及骨溶蝕。	49319	50819	45430	FBHPCCERAJ5D	必須根據臨床表現審慎評估每位患者不同的狀況，以選擇最適合的植入物。包含患者的體重、活動程度和職業。於手術前充分熟悉植入物的手術步驟。

3118	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 06.0D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 06.0D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。 前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	(1)為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標，(2)術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果，(3)請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
3119	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 06.5D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 06.5D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。 前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	(1)為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標，(2)術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果，(3)請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
3120	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 07.0D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 07.0D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。 前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	(1)為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標，(2)術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果，(3)請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。

3121	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 07.5D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 07.5D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。 前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	(1)為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標，(2)術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果，(3)請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
3122	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 08.0D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 08.0D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。 前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	(1)為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標，(2)術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果，(3)請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
3123	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 08.5D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 08.5D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。 前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	(1)為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標，(2)術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果，(3)請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。

3124	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 09.0D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 09.0D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。 前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	(1)為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標，(2)術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果，(3)請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
3125	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 09.5D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 09.5D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。 前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	(1)為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標，(2)術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果，(3)請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
3126	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 10.0D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 10.0D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。 前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	(1)為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標，(2)術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果，(3)請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。

3127	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 10.5D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 10.5D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。 前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	(1)為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標，(2)術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果，(3)請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
3128	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 11.0D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 11.0D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。 前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	(1)為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標，(2)術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果，(3)請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
3129	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 11.5D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 11.5D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。 前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	(1)為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標，(2)術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果，(3)請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。

3130	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 12.0D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 12.0D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。 前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	(1)為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標，(2)術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果，(3)請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
3131	可舒諦視遠中近三焦點老花矯正 軟式人工水晶體 12.5D AS:ALCON TFNT00	ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS 12.5D AS:ALCON TFNT00	本產品適用於單獨植入眼睛後房的囊袋中，以矯正有、無老花眼之成人患者摘除白內障水晶體或透明水晶體後無水晶體的狀況，並期望近、中及遠距離視力以及降低對眼鏡依賴的患者。	白內障手術或植入手術可能引發的併發症包括但不限於以下項目：晶狀體上皮細胞生長、角膜內皮損傷、感染(眼內炎)、視網膜剝離、玻璃體炎、黃斑囊樣水腫、角膜水腫、瞳孔阻斷、睫狀體炎性假膜、虹膜脫垂、前房積膿、短暫或持續性青光眼，以及需要再次接受手術介入。	本產品為可同時過率紫外線及藍光的軟式可折疊多焦點人工水晶體。此IOL具雙凸面型視盤，其前端表面包含非球面設計及繞射結構，可將入射光分離，因此可提供遠、中、近範圍的視力。並含可過濾藍光的發色團，可模擬人類的水晶體。	提供多焦點老花矯正增加脫鏡率。並可過濾紫外線和部分藍光。 前端表面設計為負球面像差，以代償角膜的正球面像差	2744	2881.2	85000	FALSNMULT3A1	(1)為獲得最佳視力表現，執刀醫師必須以達到正視眼(emmetropia)為目標，(2)術前嚴重散光(以角膜曲率計測定)或預期術後散光?1.0D的患者可能無法達到最佳的視力結果，(3)請務必使IOL置中，如有人工水晶體偏移，可能會導致患者的視力在特定照明幻境下中受到影響。
3132	陶瓷全人工髖關節組，按傳統髖關節組給付，超過部分由病患自付.	ZIMMERBIOLOX TOTAL HIP SYSTEM(CERAMIC),FBHLCCERA2Z1+FBHHCCERA2Z1+傳統CUP與STEM	"Delta陶瓷全髖內襯具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力,可以效降低磨耗量。內襯有各種不同內徑，僅可搭配不同外徑與不同頸長的陶瓷球頭，用於套在股骨柄上，與髖臼的內襯互動形成關節活動。"	無	"Delta陶瓷全髖內襯具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力,可以效降低磨耗量。內襯有各種不同內徑，僅可搭配不同外徑與不同頸長的陶瓷球頭，用於套在股骨柄上，與髖臼的內襯互動形成關節活動。"	Delta陶瓷全髖臼內襯成份為氧化鋁(ISO 6474-2)，氧化鋁是一種鋁氧化物，屬於陶瓷材料，具有高的硬度與極佳的磨耗抵抗能力。與健保品項全髖臼內襯主要成分為超高分子聚乙烯相比，可有效降低磨耗量，延長人工關節的使用年限。	39396	40896	93518	FBHPCCERA3Z1	無
3133	優磨二代全人工髖關節-DELTA陶瓷巨頭對高耐磨聚乙烯襯墊(整組)	U-MOTION II TOTAL HIP SYSTEM-DELTA HEAD WITH XPE LINER	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	無	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	無	39396	40896	56070	FBHPC7000NU0	無
3134	優磨二代重建型全人工髖關節-DELTA陶瓷巨頭對高耐磨聚乙烯襯墊(整組)	U-MOTION II REVISION HIP SYSTEM-DELTA HEAD WITH XPE LINER	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	無	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	無	52796	54296	56070	FBHRC6000NU0	無

3135	優磨二代全人工髖關節-DELTA巨頭陶瓷對陶瓷(整組)	U-MOTION II DELTA CERAMIC TOTAL HIP SYSTEM	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	無	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	無	39396	40896	93518	FBHPC7100NU0	無
3136	優磨二代重建型全人工髖關節- DELTA巨頭陶瓷對陶瓷(整組)	U-MOTION II DELTA CERAMIC REVISION HIP SYSTEM	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	無	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	無	52796	54296	93518	FBHRC6100NU0	無
3137	楔形骨柄-DELTA巨頭陶瓷對陶瓷系統(整組)	UTF SYSTEM-DELTA CERAMIC SYSTEM	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	無	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	無	39396	40896	93518	FBHPCUTF1TU0	無
3138	楔形骨柄-DELTA陶瓷球頭全人工髖關節系統(整組)	TOTAL HIP, UTF SYSTEM-DELTA HEAD	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	無	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	無	39396	40896	56070	FBHPCUTF1XU0	無
3139	DELTA陶瓷球頭雙極式人工髖關節系統(楔形骨柄)(整組)	BIPOLAR SYSTEM (UTF STEM)-DELTA CERAMIC HEAD	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	無	陶瓷股小球具有極佳的硬度與磨耗抵抗能力與生物相容性，增加人工關節的使用年限，減少再置換的機率，進而減少病患的痛苦。可克服因磨耗顆粒所引起之骨溶蝕的問題並提供給病患及醫師另一種選擇。	無	35195	36695	56070	FBHBCUTF1TU0	無
3140	艾路米亞塗藥支架系統 ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 6X40MMX75CM AS:BOSTON H74939295600470	ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 6X40MMX75CM AS:BOSTON H74939295600470	淺股動脈有阻塞或嚴重鈣化需要置放塗藥金屬支架之病患。	無	1.第三級(完全)房室傳導阻斷。2.有症狀的第二級房室傳導阻斷。3.病竇症候群。4.有症狀的心搏過緩。	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	28773	30211.65	48288	CBC04ELUT1SB	置放支架手術僅能由受過適當訓練及熟悉淺股動脈(SFA)及/或近端腸動脈介入術原理，臨床應用，併發症，副作用及風險的醫師執行。
3141	艾路米亞塗藥支架系統 ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 6X60MMX75CM AS:BOSTON H74939295600670	ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 6X60MMX75CM AS:BOSTON H74939295600670	淺股動脈有阻塞或嚴重鈣化需要置放塗藥金屬支架之病患。	無	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	28773	30211.65	48288	CBC04ELUT1SB	置放支架手術僅能由受過適當訓練及熟悉淺股動脈(SFA)及/或近端腸動脈介入術原理，臨床應用，併發症，副作用及風險的醫師執行。

3142	艾路米亞塗藥支架系統 ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 6X80MMX75CM AS:BOSTON H74939295600870	ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 6X80MMX75CM AS:BOSTON H74939295600870	淺股動脈有阻塞或嚴重鈣化需要置放塗藥金屬支架之病患。	無	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	28773	30211.65	48288	CBC04E LUT1SB	置放支架手術僅能由受過適當訓練及熟悉淺股動脈(SFA)及/或近端腸動脈介入術原理，臨床應用，併發症，副作用及風險的醫師執行。
3143	艾路米亞塗藥支架系統 ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 6X100MMX75CM AS:BOSTON H74939295601070	ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 6X100MMX75CM AS:BOSTON H74939295601070	淺股動脈有阻塞或嚴重鈣化需要置放塗藥金屬支架之病患。	無	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	28773	30211.65	48288	CBC04E LUT1SB	置放支架手術僅能由受過適當訓練及熟悉淺股動脈(SFA)及/或近端腸動脈介入術原理，臨床應用，併發症，副作用及風險的醫師執行。
3144	艾路米亞塗藥支架系統 ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 6X120MMX75CM AS:BOSTON H74939295601270	ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 6X120MMX75CM AS:BOSTON H74939295601270	淺股動脈有阻塞或嚴重鈣化需要置放塗藥金屬支架之病患。	無	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	28773	30211.65	48288	CBC04E LUT1SB	置放支架手術僅能由受過適當訓練及熟悉淺股動脈(SFA)及/或近端腸動脈介入術原理，臨床應用，併發症，副作用及風險的醫師執行。
3145	艾路米亞塗藥支架系統 ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 6X40MMX130CM AS:BOSTON H74939295600410	ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 6X40MMX130CM AS:BOSTON H74939295600410	淺股動脈有阻塞或嚴重鈣化需要置放塗藥金屬支架之病患。	無	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	28773	30211.65	48288	CBC04E LUT1SB	置放支架手術僅能由受過適當訓練及熟悉淺股動脈(SFA)及/或近端腸動脈介入術原理，臨床應用，併發症，副作用及風險的醫師執行。
3146	艾路米亞塗藥支架系統 ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 6X60MMX130CM AS:BOSTON H74939295600610	ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 6X60MMX130CM AS:BOSTON H74939295600610	淺股動脈有阻塞或嚴重鈣化需要置放塗藥金屬支架之病患。	無	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	28773	30211.65	48288	CBC04E LUT1SB	置放支架手術僅能由受過適當訓練及熟悉淺股動脈(SFA)及/或近端腸動脈介入術原理，臨床應用，併發症，副作用及風險的醫師執行。
3147	艾路米亞塗藥支架系統 ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 6X80MMX130CM AS:BOSTON H74939295600810	ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 6X80MMX130CM AS:BOSTON H74939295600810	淺股動脈有阻塞或嚴重鈣化需要置放塗藥金屬支架之病患。	無	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	28773	30211.65	48288	CBC04E LUT1SB	置放支架手術僅能由受過適當訓練及熟悉淺股動脈(SFA)及/或近端腸動脈介入術原理，臨床應用，併發症，副作用及風險的醫師執行。

3148	艾路米亞塗藥支架系統 ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 6X100MMX130CM AS:BOSTON H74939295601010	ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 6X100MMX130CM AS:BOSTON H74939295601010	淺股動脈有阻塞或嚴重鈣化需要置放塗藥金屬支架之病患。	無	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	28773	30211.65	48288	CBC04E LUT1SB	置放支架手術僅能由受過適當訓練及熟悉淺股動脈(SFA)及/或近端腸動脈介入術原理，臨床應用，併發症，副作用及風險的醫師執行。
3149	艾路米亞塗藥支架系統 ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 6X120MMX130CM AS:BOSTON H74939295601210	ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 6X120MMX130CM AS:BOSTON H74939295601210	淺股動脈有阻塞或嚴重鈣化需要置放塗藥金屬支架之病患。	無	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	28773	30211.65	48288	CBC04E LUT1SB	置放支架手術僅能由受過適當訓練及熟悉淺股動脈(SFA)及/或近端腸動脈介入術原理，臨床應用，併發症，副作用及風險的醫師執行。
3150	艾路米亞塗藥支架系統 ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 7X40MMX75CM AS:BOSTON H74939295700470	ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 7X40MMX75CM AS:BOSTON H74939295700470	淺股動脈有阻塞或嚴重鈣化需要置放塗藥金屬支架之病患。	無	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	28773	30211.65	48288	CBC04E LUT1SB	置放支架手術僅能由受過適當訓練及熟悉淺股動脈(SFA)及/或近端腸動脈介入術原理，臨床應用，併發症，副作用及風險的醫師執行。
3151	艾路米亞塗藥支架系統 ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 7X60MMX75CM AS:BOSTON H74939295700670	ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 7X60MMX75CM AS:BOSTON H74939295700670	淺股動脈有阻塞或嚴重鈣化需要置放塗藥金屬支架之病患。	無	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	28773	30211.65	48288	CBC04E LUT1SB	置放支架手術僅能由受過適當訓練及熟悉淺股動脈(SFA)及/或近端腸動脈介入術原理，臨床應用，併發症，副作用及風險的醫師執行。
3152	艾路米亞塗藥支架系統 ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 7X80MMX75CM AS:BOSTON H74939295700870	ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 7X80MMX75CM AS:BOSTON H74939295700870	淺股動脈有阻塞或嚴重鈣化需要置放塗藥金屬支架之病患。	無	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	28773	30211.65	48288	CBC04E LUT1SB	置放支架手術僅能由受過適當訓練及熟悉淺股動脈(SFA)及/或近端腸動脈介入術原理，臨床應用，併發症，副作用及風險的醫師執行。
3153	艾路米亞塗藥支架系統 ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 7X100MMX75CM AS:BOSTON H74939295701070	ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 7X100MMX75CM AS:BOSTON H74939295701070	淺股動脈有阻塞或嚴重鈣化需要置放塗藥金屬支架之病患。	無	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	28773	30211.65	48288	CBC04E LUT1SB	置放支架手術僅能由受過適當訓練及熟悉淺股動脈(SFA)及/或近端腸動脈介入術原理，臨床應用，併發症，副作用及風險的醫師執行。

3154	艾路米亞塗藥支架系統 ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 7X120MMX75CM AS:BOSTON H74939295701270	ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 7X120MMX75CM AS:BOSTON H74939295701270	淺股動脈有阻塞或嚴重鈣化需要置放塗藥金屬支架之病患。	無	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	28773	30211.65	48288	CBC04E LUT1SB	置放支架手術僅能由受過適當訓練及熟悉淺股動脈(SFA)及/或近端腸動脈介入術原理，臨床應用，併發症，副作用及風險的醫師執行。
3155	艾路米亞塗藥支架系統 ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 7X40MMX130CM AS:BOSTON H74939295700410	ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 7X40MMX130CM AS:BOSTON H74939295700410	淺股動脈有阻塞或嚴重鈣化需要置放塗藥金屬支架之病患。	無	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	28773	30211.65	48288	CBC04E LUT1SB	置放支架手術僅能由受過適當訓練及熟悉淺股動脈(SFA)及/或近端腸動脈介入術原理，臨床應用，併發症，副作用及風險的醫師執行。
3156	艾路米亞塗藥支架系統 ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 7X60MMX130CM AS:BOSTON H74939295700610	ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 7X60MMX130CM AS:BOSTON H74939295700610	淺股動脈有阻塞或嚴重鈣化需要置放塗藥金屬支架之病患。	無	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	28773	30211.65	48288	CBC04E LUT1SB	置放支架手術僅能由受過適當訓練及熟悉淺股動脈(SFA)及/或近端腸動脈介入術原理，臨床應用，併發症，副作用及風險的醫師執行。
3157	艾路米亞塗藥支架系統 ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 7X80MMX130CM AS:BOSTON H74939295700810	ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 7X80MMX130CM AS:BOSTON H74939295700810	淺股動脈有阻塞或嚴重鈣化需要置放塗藥金屬支架之病患。	無	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	28773	30211.65	48288	CBC04E LUT1SB	置放支架手術僅能由受過適當訓練及熟悉淺股動脈(SFA)及/或近端腸動脈介入術原理，臨床應用，併發症，副作用及風險的醫師執行。
3158	艾路米亞塗藥支架系統 ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 7X100MMX130CM AS:BOSTON H74939295701010	ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 7X100MMX130CM AS:BOSTON H74939295701010	淺股動脈有阻塞或嚴重鈣化需要置放塗藥金屬支架之病患。	無	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	28773	30211.65	48288	CBC04E LUT1SB	置放支架手術僅能由受過適當訓練及熟悉淺股動脈(SFA)及/或近端腸動脈介入術原理，臨床應用，併發症，副作用及風險的醫師執行。
3159	艾路米亞塗藥支架系統 ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 7X120MMX130CM AS:BOSTON H74939295701210	ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 7X120MMX130CM AS:BOSTON H74939295701210	淺股動脈有阻塞或嚴重鈣化需要置放塗藥金屬支架之病患。	無	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能。	28773	30211.65	48288	CBC04E LUT1SB	置放支架手術僅能由受過適當訓練及熟悉淺股動脈(SFA)及/或近端腸動脈介入術原理，臨床應用，併發症，副作用及風險的醫師執行。

3160	艾路米亞塗藥支架系統 ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 6X150MMX75CM AS:BOSTON H74939295601570	ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 6X150MMX75CM AS:BOSTON H74939295601570	淺股動脈有阻塞或嚴重鈣化需要置放塗藥金屬支架之病患	無	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能	44293	45793	50000	CBC04E LUT2SB	置放支架手術僅能由受過適當訓練及熟悉淺股動脈(SFA)及/或近端腸動脈介入術原理，臨床應用，併發症，副作用及風險的醫師執行。
3161	艾路米亞塗藥支架系統 ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 6X150MMX130CM AS:BOSTON H74939295601510	ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 6X150MMX130CM AS:BOSTON H74939295601510	淺股動脈有阻塞或嚴重鈣化需要置放塗藥金屬支架之病患	無	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能	44293	45793	50000	CBC04E LUT2SB	置放支架手術僅能由受過適當訓練及熟悉淺股動脈(SFA)及/或近端腸動脈介入術原理，臨床應用，併發症，副作用及風險的醫師執行。
3162	艾路米亞塗藥支架系統 ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 7X150MMX75CM AS:BOSTON H74939295701570	ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 7X150MMX75CM AS:BOSTON H74939295701570	淺股動脈有阻塞或嚴重鈣化需要置放塗藥金屬支架之病患	無	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能	44293	45793	50000	CBC04E LUT2SB	置放支架手術僅能由受過適當訓練及熟悉淺股動脈(SFA)及/或近端腸動脈介入術原理，臨床應用，併發症，副作用及風險的醫師執行。
3163	艾路米亞塗藥支架系統 ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 7X150MMX130CM AS:BOSTON H74939295701510	ELUVIA DRUG VASCULAR STENT SYSTEM 7X150MMX130CM AS:BOSTON H74939295701510	淺股動脈有阻塞或嚴重鈣化需要置放塗藥金屬支架之病患	無	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能	置入本塗藥金屬支架,可預防血管再阻塞,並可同時大幅降低預防支架內再狹窄的可能	44293	45793	50000	CBC04E LUT2SB	置放支架手術僅能由受過適當訓練及熟悉淺股動脈(SFA)及/或近端腸動脈介入術原理，臨床應用，併發症，副作用及風險的醫師執行。
3164	阿提瑪斯特冠狀動脈塗藥支架系統 2.25MMX24MM AS:TERUMO DE-RD2224KSM	ULTIMASTER SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM 2.25MMX24MM AS:TERUMO DE-RD2224KSM	適用於治療冠狀動脈狹窄，以達到改善心肌血流的目的。	無	"藥物單面塗層,可使內皮細胞較快包覆支架.攜帶藥物聚合物約3-4個月可分解完畢,不會有藥物殘留體內.有效降低支架內再狹窄率."	"與裸支架相比,使用塗藥支架會大幅降低血管之再阻塞率,減少再次心導管手術需求"	14099	14803.95	57551	CBP06EL UT2TM	僅供單次使用，請勿重覆使用、重覆滅菌、再處理。手術全程採用無菌技術。
3165	恩視非球面散光矯正人工水晶體 ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +28.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	ENVISTA HYDROPHOBIC TORIC ACRYLIC CYL:575 SE: +28.5 AS:BAUSCH&LOMB MX60T	用於白內障術後之晶體植入，為非球面光學設計用以減少球面像差，並矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	無副作用	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，341.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	1.為非球面光學設計用以減少球面像差，341.矯正已存在的角膜散光及無晶體患者的視力。	2744	2881.2	46519	FALSNT 0RC1B9	1.禁止重複滅菌使用，341.同白內障手術注意事項，醫師應評估病患眼部病症及手術併發症之潛在風險及效益比。

3166	麥凱可調式腦脊髓液分流系統 MIETHKE PROGAV 2.0 ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM WITHOUT AS:AESCULAP FX424T	MIETHKE PROGAV 2.0 ADJUSTABLE SHUNT SYSTEMWITHOUT AS:AESCULAP FX424T	本產品適用於水腦症治療之腦脊隨液引流。	使用分流器治療水腦症可能產生下列併發症(如文獻中所述):感染、腦脊髓液內的蛋白質及/或寫易造成阻塞、引流過度/不足，或罕見情況下出現噪音。	1.本產品是可依患者姿勢而調整的水腦閥門，由一組可調式固定壓力裝置及一組固定或可調式重力裝置所組成。2.MRI照射完後不需調整壓力。3.根據病患體位姿勢，自動調整壓力值(7段)4.閥門承受按壓調整50萬次。5.可調整閥門壓力0-20cmH2O,可調整20段。	1.本產品是可依患者姿勢而調整的水腦閥門，由一組可調式固定壓力裝置及一組固定或可調式重力裝置所組成。2.MRI照射完後不需調整壓力。3.根據病患體位姿勢，自動調整壓力值(7段)4.閥門承受按壓調整50萬次。5.可調整閥門壓力0-20cmH2O,可調整20段。	7127	7483.35	92017	CDVPBP GAV2BB	外部的劇烈震動(意外傷害、墜落等)可能損害分流器的完整功能。可調式固定壓力裝置請勿植入於難以定位及感應閥門之處(例如疤痕下方)。心律調節器使用者注意事項:植入本產品可能影響心律調節器的功能。
3167	麥凱可調式腦脊髓液分流系統 MIETHKE PROGAV 2.0 ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM 10 CMH20 AS:AESCULAP FX425T	MIETHKE PROGAV 2.0 ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM10 CMH20 AS:AESCULAP FX425T	本產品適用於水腦症治療之腦脊隨液引流。	使用分流器治療水腦症可能產生下列併發症(如文獻中所述):感染、腦脊髓液內的蛋白質及/或寫易造成阻塞、引流過度/不足，或罕見情況下出現噪音。	1.本產品是可依患者姿勢而調整的水腦閥門，由一組可調式固定壓力裝置及一組固定或可調式重力裝置所組成。2.MRI照射完後不需調整壓力。3.根據病患體位姿勢，自動調整壓力值(7段)4.閥門承受按壓調整50萬次。5.可調整閥門壓力0-20cmH2O,可調整20段。	1.本產品是可依患者姿勢而調整的水腦閥門，由一組可調式固定壓力裝置及一組固定或可調式重力裝置所組成。2.MRI照射完後不需調整壓力。3.根據病患體位姿勢，自動調整壓力值(7段)4.閥門承受按壓調整50萬次。5.可調整閥門壓力0-20cmH2O,可調整20段。	7127	7483.35	92017	CDVPBP GAV2BB	外部的劇烈震動(意外傷害、墜落等)可能損害分流器的完整功能。可調式固定壓力裝置請勿植入於難以定位及感應閥門之處(例如疤痕下方)。心律調節器使用者注意事項:植入本產品可能影響心律調節器的功能。
3168	麥凱可調式腦脊髓液分流系統 MIETHKE PROGAV 2.0 ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM 15 CMH20 AS:AESCULAP FX426T	MIETHKE PROGAV 2.0 ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM15 CMH20 AS:AESCULAP FX426T	本產品適用於水腦症治療之腦脊隨液引流。	使用分流器治療水腦症可能產生下列併發症(如文獻中所述):感染、腦脊髓液內的蛋白質及/或寫易造成阻塞、引流過度/不足，或罕見情況下出現噪音。	1.本產品是可依患者姿勢而調整的水腦閥門，由一組可調式固定壓力裝置及一組固定或可調式重力裝置所組成。2.MRI照射完後不需調整壓力。3.根據病患體位姿勢，自動調整壓力值(7段)4.閥門承受按壓調整50萬次。5.可調整閥門壓力0-20cmH2O,可調整20段。	1.本產品是可依患者姿勢而調整的水腦閥門，由一組可調式固定壓力裝置及一組固定或可調式重力裝置所組成。2.MRI照射完後不需調整壓力。3.根據病患體位姿勢，自動調整壓力值(7段)4.閥門承受按壓調整50萬次。5.可調整閥門壓力0-20cmH2O,可調整20段。	7127	7483.35	92017	CDVPBP GAV2BB	外部的劇烈震動(意外傷害、墜落等)可能損害分流器的完整功能。可調式固定壓力裝置請勿植入於難以定位及感應閥門之處(例如疤痕下方)。心律調節器使用者注意事項:植入本產品可能影響心律調節器的功能。
3169	麥凱可調式腦脊髓液分流系統 MIETHKE PROGAV 2.0 ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM 20 CMH20 AS:AESCULAP FX427T	MIETHKE PROGAV 2.0 ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM20 CMH20 AS:AESCULAP FX427T	本產品適用於水腦症治療之腦脊隨液引流。	使用分流器治療水腦症可能產生下列併發症(如文獻中所述):感染、腦脊髓液內的蛋白質及/或寫易造成阻塞、引流過度/不足，或罕見情況下出現噪音。	1.本產品是可依患者姿勢而調整的水腦閥門，由一組可調式固定壓力裝置及一組固定或可調式重力裝置所組成。2.MRI照射完後不需調整壓力。3.根據病患體位姿勢，自動調整壓力值(7段)4.閥門承受按壓調整50萬次。5.可調整閥門壓力0-20cmH2O,可調整20段。	1.本產品是可依患者姿勢而調整的水腦閥門，由一組可調式固定壓力裝置及一組固定或可調式重力裝置所組成。2.MRI照射完後不需調整壓力。3.根據病患體位姿勢，自動調整壓力值(7段)4.閥門承受按壓調整50萬次。5.可調整閥門壓力0-20cmH2O,可調整20段。	7127	7483.35	92017	CDVPBP GAV2BB	外部的劇烈震動(意外傷害、墜落等)可能損害分流器的完整功能。可調式固定壓力裝置請勿植入於難以定位及感應閥門之處(例如疤痕下方)。心律調節器使用者注意事項:植入本產品可能影響心律調節器的功能。

3170	麥凱可調式腦脊髓液分流系統 MIETHKE PROGAV 2.0 ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM 25 CMH20 AS:AESCULAP FX428T	MIETHKE PROGAV 2.0 ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM25 CMH20 AS:AESCULAP FX428T	本產品適用於水腦症治療之腦脊隨液引流。	使用分流器治療水腦症可能產生下列併發症(如文獻中所述):感染、腦脊髓液內的蛋白質及/或寫易造成阻塞、引流過度/不足，或罕見情況下出現噪音。	1.本產品是可依患者姿勢而調整的水腦閥門，由一組可調式固定壓力裝置及一組固定或可調式重力裝置所組成。2.MRI照射完後不需調整壓力。3.根據病患體位姿勢，自動調整壓力值(7段)4.閥門承受按壓調整50萬次。5.可調整閥門壓力0-20cmH2O,可調整20段。	1.本產品是可依患者姿勢而調整的水腦閥門，由一組可調式固定壓力裝置及一組固定或可調式重力裝置所組成。2.MRI照射完後不需調整壓力。3.根據病患體位姿勢，自動調整壓力值(7段)4.閥門承受按壓調整50萬次。5.可調整閥門壓力0-20cmH2O,可調整20段。	7127	7483.35	92017	CDVPBP GAV2BB	外部的劇烈震動(意外傷害、墜落等)可能損害分流器的完整功能。可調式固定壓力裝置請勿植入於難以定位及感應閥門之處(例如疤痕下方)。心律調節器使用者注意事項:植入本產品可能影響心律調節器的功能。
3171	麥凱可調式腦脊髓液分流系統 MIETHKE PROGAV 2.0 ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM 30 CMH20 AS:AESCULAP FX429T	MIETHKE PROGAV 2.0 ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM30 CMH20 AS:AESCULAP FX429T	本產品適用於水腦症治療之腦脊隨液引流。	使用分流器治療水腦症可能產生下列併發症(如文獻中所述):感染、腦脊髓液內的蛋白質及/或寫易造成阻塞、引流過度/不足，或罕見情況下出現噪音。	1.本產品是可依患者姿勢而調整的水腦閥門，由一組可調式固定壓力裝置及一組固定或可調式重力裝置所組成。2.MRI照射完後不需調整壓力。3.根據病患體位姿勢，自動調整壓力值(7段)4.閥門承受按壓調整50萬次。5.可調整閥門壓力0-20cmH2O,可調整20段。	1.本產品是可依患者姿勢而調整的水腦閥門，由一組可調式固定壓力裝置及一組固定或可調式重力裝置所組成。2.MRI照射完後不需調整壓力。3.根據病患體位姿勢，自動調整壓力值(7段)4.閥門承受按壓調整50萬次。5.可調整閥門壓力0-20cmH2O,可調整20段。	7127	7483.35	92017	CDVPBP GAV2BB	外部的劇烈震動(意外傷害、墜落等)可能損害分流器的完整功能。可調式固定壓力裝置請勿植入於難以定位及感應閥門之處(例如疤痕下方)。心律調節器使用者注意事項:植入本產品可能影響心律調節器的功能。
3172	麥凱可調式腦脊髓液分流系統 MIETHKE PROGAV 2.0 ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM 35 CMH20 AS:AESCULAP FX430T	MIETHKE PROGAV 2.0 ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM35 CMH20 AS:AESCULAP FX430T	本產品適用於水腦症治療之腦脊隨液引流。	使用分流器治療水腦症可能產生下列併發症(如文獻中所述):感染、腦脊髓液內的蛋白質及/或寫易造成阻塞、引流過度/不足，或罕見情況下出現噪音。	1.本產品是可依患者姿勢而調整的水腦閥門，由一組可調式固定壓力裝置及一組固定或可調式重力裝置所組成。2.MRI照射完後不需調整壓力。3.根據病患體位姿勢，自動調整壓力值(7段)4.閥門承受按壓調整50萬次。5.可調整閥門壓力0-20cmH2O,可調整20段。	1.本產品是可依患者姿勢而調整的水腦閥門，由一組可調式固定壓力裝置及一組固定或可調式重力裝置所組成。2.MRI照射完後不需調整壓力。3.根據病患體位姿勢，自動調整壓力值(7段)4.閥門承受按壓調整50萬次。5.可調整閥門壓力0-20cmH2O,可調整20段。	7127	7483.35	92017	CDVPBP GAV2BB	外部的劇烈震動(意外傷害、墜落等)可能損害分流器的完整功能。可調式固定壓力裝置請勿植入於難以定位及感應閥門之處(例如疤痕下方)。心律調節器使用者注意事項:植入本產品可能影響心律調節器的功能。
3173	麥凱可調式腦脊髓液分流系統 MIETHKE PROGAV 2.0 ADJUSTABLE SHUNT SYSTEMPED WITHOUT AS:AESCULAP FX445T	MIETHKE PROGAV 2.0 ADJUSTABLE SHUNT SYSTEMPED WITHOUT AS:AESCULAP FX445T	本產品適用於水腦症治療之腦脊隨液引流。	使用分流器治療水腦症可能產生下列併發症(如文獻中所述):感染、腦脊髓液內的蛋白質及/或寫易造成阻塞、引流過度/不足，或罕見情況下出現噪音。	1.本產品是可依患者姿勢而調整的水腦閥門，由一組可調式固定壓力裝置及一組固定或可調式重力裝置所組成。2.MRI照射完後不需調整壓力。3.根據病患體位姿勢，自動調整壓力值(7段)4.閥門承受按壓調整50萬次。5.可調整閥門壓力0-20cmH2O,可調整20段。	1.本產品是可依患者姿勢而調整的水腦閥門，由一組可調式固定壓力裝置及一組固定或可調式重力裝置所組成。2.MRI照射完後不需調整壓力。3.根據病患體位姿勢，自動調整壓力值(7段)4.閥門承受按壓調整50萬次。5.可調整閥門壓力0-20cmH2O,可調整20段。	7127	7483.35	92017	CDVPBP GAV2BB	外部的劇烈震動(意外傷害、墜落等)可能損害分流器的完整功能。可調式固定壓力裝置請勿植入於難以定位及感應閥門之處(例如疤痕下方)。心律調節器使用者注意事項:植入本產品可能影響心律調節器的功能。

3174	麥凱可調式腦脊髓液分流系統 MIETHKE PROGAV 2.0 ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM PED 10 CMH20 AS:AESCULAP FX446T	MIETHKE PROGAV 2.0 ADJUSTABLE SHUNT SYSTEMPED 10 CMH20 AS:AESCULAP FX446T	本產品適用於水腦症治療之腦脊隨液引流。	使用分流器治療水腦症可能產生下列併發症(如文獻中所述):感染、腦脊髓液內的蛋白質及/或寫易造成阻塞、引流過度/不足，或罕見情況下出現噪音。	1.本產品是可依患者姿勢而調整的水腦閥門，由一組可調式固定壓力裝置及一組固定或可調式重力裝置所組成。2.MRI照射完後不需調整壓力。3.根據病患體位姿勢，自動調整壓力值(7段)4.閥門承受按壓調整50萬次。5.可調整閥門壓力0-20cmH2O,可調整20段。	1.本產品是可依患者姿勢而調整的水腦閥門，由一組可調式固定壓力裝置及一組固定或可調式重力裝置所組成。2.MRI照射完後不需調整壓力。3.根據病患體位姿勢，自動調整壓力值(7段)4.閥門承受按壓調整50萬次。5.可調整閥門壓力0-20cmH2O,可調整20段。	7127	7483.35	92017	CDVPBP GAV2BB	外部的劇烈震動(意外傷害、墜落等)可能損害分流器的完整功能。可調式固定壓力裝置請勿植入於難以定位及感應閥門之處(例如疤痕下方)。心律調節器使用者注意事項:植入本產品可能影響心律調節器的功能。
3175	麥凱可調式腦脊髓液分流系統 MIETHKE PROGAV 2.0 ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM PED 15 CMH20 AS:AESCULAP FX447T	MIETHKE PROGAV 2.0 ADJUSTABLE SHUNT SYSTEMPED 15 CMH20 AS:AESCULAP FX447T	本產品適用於水腦症治療之腦脊隨液引流。	使用分流器治療水腦症可能產生下列併發症(如文獻中所述):感染、腦脊髓液內的蛋白質及/或寫易造成阻塞、引流過度/不足，或罕見情況下出現噪音。	1.本產品是可依患者姿勢而調整的水腦閥門，由一組可調式固定壓力裝置及一組固定或可調式重力裝置所組成。2.MRI照射完後不需調整壓力。3.根據病患體位姿勢，自動調整壓力值(7段)4.閥門承受按壓調整50萬次。5.可調整閥門壓力0-20cmH2O,可調整20段。	1.本產品是可依患者姿勢而調整的水腦閥門，由一組可調式固定壓力裝置及一組固定或可調式重力裝置所組成。2.MRI照射完後不需調整壓力。3.根據病患體位姿勢，自動調整壓力值(7段)4.閥門承受按壓調整50萬次。5.可調整閥門壓力0-20cmH2O,可調整20段。	7127	7483.35	92017	CDVPBP GAV2BB	外部的劇烈震動(意外傷害、墜落等)可能損害分流器的完整功能。可調式固定壓力裝置請勿植入於難以定位及感應閥門之處(例如疤痕下方)。心律調節器使用者注意事項:植入本產品可能影響心律調節器的功能。
3176	麥凱可調式腦脊髓液分流系統 MIETHKE PROGAV 2.0 ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM PED 20 CMH20 AS:AESCULAP FX448T	MIETHKE PROGAV 2.0 ADJUSTABLE SHUNT SYSTEMPED 20 CMH20 AS:AESCULAP FX448T	本產品適用於水腦症治療之腦脊隨液引流。	使用分流器治療水腦症可能產生下列併發症(如文獻中所述):感染、腦脊髓液內的蛋白質及/或寫易造成阻塞、引流過度/不足，或罕見情況下出現噪音。	1.本產品是可依患者姿勢而調整的水腦閥門，由一組可調式固定壓力裝置及一組固定或可調式重力裝置所組成。2.MRI照射完後不需調整壓力。3.根據病患體位姿勢，自動調整壓力值(7段)4.閥門承受按壓調整50萬次。5.可調整閥門壓力0-20cmH2O,可調整20段。	1.本產品是可依患者姿勢而調整的水腦閥門，由一組可調式固定壓力裝置及一組固定或可調式重力裝置所組成。2.MRI照射完後不需調整壓力。3.根據病患體位姿勢，自動調整壓力值(7段)4.閥門承受按壓調整50萬次。5.可調整閥門壓力0-20cmH2O,可調整20段。	7127	7483.35	92017	CDVPBP GAV2BB	外部的劇烈震動(意外傷害、墜落等)可能損害分流器的完整功能。可調式固定壓力裝置請勿植入於難以定位及感應閥門之處(例如疤痕下方)。心律調節器使用者注意事項:植入本產品可能影響心律調節器的功能。
3177	麥凱可調式腦脊髓液分流系統 MIETHKE PROGAV 2.0 ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM PED 25 CMH20 AS:AESCULAP FX449T	MIETHKE PROGAV 2.0 ADJUSTABLE SHUNT SYSTEMPED 25 CMH20 AS:AESCULAP FX449T	本產品適用於水腦症治療之腦脊隨液引流。	使用分流器治療水腦症可能產生下列併發症(如文獻中所述):感染、腦脊髓液內的蛋白質及/或寫易造成阻塞、引流過度/不足，或罕見情況下出現噪音。	1.本產品是可依患者姿勢而調整的水腦閥門，由一組可調式固定壓力裝置及一組固定或可調式重力裝置所組成。2.MRI照射完後不需調整壓力。3.根據病患體位姿勢，自動調整壓力值(7段)4.閥門承受按壓調整50萬次。5.可調整閥門壓力0-20cmH2O,可調整20段。	1.本產品是可依患者姿勢而調整的水腦閥門，由一組可調式固定壓力裝置及一組固定或可調式重力裝置所組成。2.MRI照射完後不需調整壓力。3.根據病患體位姿勢，自動調整壓力值(7段)4.閥門承受按壓調整50萬次。5.可調整閥門壓力0-20cmH2O,可調整20段。	7127	7483.35	92017	CDVPBP GAV2BB	外部的劇烈震動(意外傷害、墜落等)可能損害分流器的完整功能。可調式固定壓力裝置請勿植入於難以定位及感應閥門之處(例如疤痕下方)。心律調節器使用者注意事項:植入本產品可能影響心律調節器的功能。

3178	麥凱可調式腦脊髓液分流系統 MIETHKE PROGAV 2.0 ADJUSTABLE SHUNT SYSTEM PED 30 CMH20 AS:AESCULAP FX450T	MIETHKE PROGAV 2.0 ADJUSTABLE SHUNT SYSTEMPED 30 CMH20 AS:AESCULAP FX450T	本產品適用於水腦症治療之腦脊隨液引流。	使用分流器治療水腦症可能產生下列併發症(如文獻中所述):感染、腦脊髓液內的蛋白質及/或寫易造成阻塞、引流過度/不足，或罕見情況下出現噪音。	1.本產品是可依患者姿勢而調整的水腦閥門，由一組可調式固定壓力裝置及一組固定或可調式重力裝置所組成。2.MRI照射完後不需調整壓力。3.根據病患體位姿勢，自動調整壓力值(7段)4.閥門承受按壓調整50萬次。5.可調整閥門壓力0-20cmH2O,可調整20段。	1.本產品是可依患者姿勢而調整的水腦閥門，由一組可調式固定壓力裝置及一組固定或可調式重力裝置所組成。2.MRI照射完後不需調整壓力。3.根據病患體位姿勢，自動調整壓力值(7段)4.閥門承受按壓調整50萬次。5.可調整閥門壓力0-20cmH2O,可調整20段。	7127	7483.35	92017	CDVPBPGAV2BB	外部的劇烈震動(意外傷害、墜落等)可能損害分流器的完整功能。可調式固定壓力裝置請勿植入於難以定位及感應閥門之處(例如疤痕下方)。心律調節器使用者注意事項:植入本產品可能影響心律調節器的功能。
3179	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - SMALL 9X200MM 125度 AS:A PLUS 7500-0912-20	AA NAILING SYSTEM - SMALL 9X200MM 125？AS:A PLUS 7500-0912-20	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3180	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - SMALL 10X200MM 125度 AS:A PLUS 7500-1012-20	AA NAILING SYSTEM - SMALL 10X200MM 125？AS:A PLUS 7500-1012-20	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3181	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - SMALL 11X200MM 125度 AS:A PLUS 7500-1112-20	AA NAILING SYSTEM - SMALL 11X200MM 125？AS:A PLUS 7500-1112-20	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3182	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - SMALL 12X200MM 125度 AS:A PLUS 7500-1212-20	AA NAILING SYSTEM - SMALL 12X200MM 125？AS:A PLUS 7500-1212-20	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3183	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - SMALL 13X200MM 125度 AS:A PLUS 7500-1312-20	AA NAILING SYSTEM - SMALL 13X200MM 125？AS:A PLUS 7500-1312-20	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3184	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - SMALL 14X200MM 125度 AS:A PLUS 7500-1412-20	AA NAILING SYSTEM - SMALL 14X200MM 125？AS:A PLUS 7500-1412-20	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3185	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - SMALL 9X200MM 130度 AS:A PLUS 7500-0922-20	AA NAILING SYSTEM - SMALL 9X200MM 130？AS:A PLUS 7500-0922-20	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。

3186	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - SMALL 10X200MM 130度 AS:A PLUS 7500-1022-20	AA NAILING SYSTEM - SMALL 10X200MM 130？AS:A PLUS 7500-1022-20	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3187	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - SMALL 11X200MM 130度 AS:A PLUS 7500-1122-20	AA NAILING SYSTEM - SMALL 11X200MM 130？AS:A PLUS 7500-1122-20	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3188	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - SMALL 12X200MM 130度 AS:A PLUS 7500-1222-20	AA NAILING SYSTEM - SMALL 12X200MM 130？AS:A PLUS 7500-1222-20	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3189	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - SMALL 13X200MM 130度 AS:A PLUS 7500-1322-20	AA NAILING SYSTEM - SMALL 13X200MM 130？AS:A PLUS 7500-1322-20	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3190	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - SMALL 14X200MM 130度 AS:A PLUS 7500-1422-20	AA NAILING SYSTEM - SMALL 14X200MM 130？AS:A PLUS 7500-1422-20	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3191	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - MEDIUM 9X240MM 125度AS:A PLUS 7500-0912-24	AA NAILING SYSTEM - MEDIUM 9X240MM 125 ？AS:A PLUS 7500-0912-24	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3192	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - MEDIUM 10X240MM 125度AS:A PLUS 7500-1012-24	AA NAILING SYSTEM - MEDIUM 10X240MM 125 ？AS:A PLUS 7500-1012-24	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3193	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - MEDIUM 11X240MM 125度AS:A PLUS 7500-1112-24	AA NAILING SYSTEM - MEDIUM 11X240MM 125 ？AS:A PLUS 7500-1112-24	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3194	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - MEDIUM 12X240MM 125度AS:A PLUS 7500-1212-24	AA NAILING SYSTEM - MEDIUM 12X240MM 125 ？AS:A PLUS 7500-1212-24	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3195	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - MEDIUM 13X240MM 125度AS:A PLUS 7500-1312-24	AA NAILING SYSTEM - MEDIUM 13X240MM 125？AS:A PLUS 7500-1312-24	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。

3196	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - MEDIUM 14X240MM 125 度AS:A PLUS 7500-1412-24	AA NAILING SYSTEM - MEDIUM 14X240MM 125 ？AS:A PLUS 7500-1412-24	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3197	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - MEDIUM 9X240MM 130 度AS:A PLUS 7500-0922-24	AA NAILING SYSTEM - MEDIUM 9X240MM 130 ？AS:A PLUS 7500-0922-24	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3198	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - MEDIUM 10X240MM 130 度AS:A PLUS 7500-1022-24	AA NAILING SYSTEM - MEDIUM 10X240MM 130 ？AS:A PLUS 7500-1022-24	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3199	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - MEDIUM 11X240MM 130 度AS:A PLUS 7500-1122-24	AA NAILING SYSTEM - MEDIUM 11X240MM 130 ？AS:A PLUS 7500-1122-24	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3200	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - MEDIUM 12X240MM 130 度AS:A PLUS 7500-1222-24	AA NAILING SYSTEM - MEDIUM 12X240MM 130 ？AS:A PLUS 7500-1222-24	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3201	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - MEDIUM 13X240MM 130 度AS:A PLUS 7500-1322-24	AA NAILING SYSTEM - MEDIUM 13X240MM 130 ？AS:A PLUS 7500-1322-24	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3202	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘 - MEDIUM 14X240MM 130 度AS:A PLUS 7500-1422-24	AA NAILING SYSTEM - MEDIUM 14X240MM 130 ？AS:A PLUS 7500-1422-24	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3203	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 9X260MM 125 度AS:A PLUS 7500-0910-26	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X260MM 125 ？AS:A PLUS 7500-0910-26	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3204	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 9X260MM 125 度AS:A PLUS 7500-0911-26	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X260MM 125 ？AS:A PLUS 7500-0911-26	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3205	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 9X280MM 125 度AS:A PLUS 7500-0910-28	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X280MM 125 ？AS:A PLUS 7500-0910-28	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。

3206	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 9X280MM 125度AS:A PLUS 7500-0911-28	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X280MM 125 ？AS:A PLUS 7500-0911-28	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3207	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 9X300MM 125度AS:A PLUS 7500-0910-30	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X300MM 125 ？AS:A PLUS 7500-0910-30	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3208	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 9X300MM 125度AS:A PLUS 7500-0911-30	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X300MM 125 ？AS:A PLUS 7500-0911-30	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3209	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 9X320MM 125度AS:A PLUS 7500-0910-32	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X320MM 125 ？AS:A PLUS 7500-0910-32	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3210	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 9X320MM 125度AS:A PLUS 7500-0911-32	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X320MM 125 ？AS:A PLUS 7500-0911-32	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3211	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 9X340MM 125度AS:A PLUS 7500-0910-34	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X340MM 125 ？AS:A PLUS 7500-0910-34	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3212	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 9X340MM 125度AS:A PLUS 7500-0911-34	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X340MM 125 ？AS:A PLUS 7500-0911-34	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3213	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 9X360MM 125度AS:A PLUS 7500-0910-36	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X360MM 125 ？AS:A PLUS 7500-0910-36	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3214	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 9X360MM 125度AS:A PLUS 7500-0911-36	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X360MM 125 ？AS:A PLUS 7500-0911-36	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3215	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 9X380MM 125度AS:A PLUS 7500-0910-38	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X380MM 125 ？AS:A PLUS 7500-0910-38	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。

3216	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 9X380MM 125度AS:A PLUS 7500-0911-38	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X380MM 125 ？AS:A PLUS 7500-0911-38	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3217	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 9X400MM 125度AS:A PLUS 7500-0910-40	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X400MM 125 ？AS:A PLUS 7500-0910-40	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3218	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 9X400MM 125度AS:A PLUS 7500-0911-40	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X400MM 125 ？AS:A PLUS 7500-0911-40	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3219	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 9X420MM 125度AS:A PLUS 7500-0910-42	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X420MM 125 ？AS:A PLUS 7500-0910-42	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3220	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 9X420MM 125度AS:A PLUS 7500-0911-42	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X420MM 125 ？AS:A PLUS 7500-0911-42	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3221	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 9X260MM 130度AS:A PLUS 7500-0920-26	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X260MM 130 ？AS:A PLUS 7500-0920-26	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3222	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 9X260MM 130度AS:A PLUS 7500-0921-26	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X260MM 130 ？AS:A PLUS 7500-0921-26	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3223	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 9X280MM 130度AS:A PLUS 7500-0920-28	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X280MM 130 ？AS:A PLUS 7500-0920-28	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3224	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 9X280MM 130度AS:A PLUS 7500-0921-28	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X280MM 130 ？AS:A PLUS 7500-0921-28	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3225	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 9X300MM 130度AS:A PLUS 7500-0920-30	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X300MM 130 ？AS:A PLUS 7500-0920-30	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。

3226	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 9X300MM 130度AS:A PLUS 7500-0921-30	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X300MM 130 ？AS:A PLUS 7500-0921-30	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3227	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 9X320MM 130度AS:A PLUS 7500-0920-32	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X320MM 130 ？AS:A PLUS 7500-0920-32	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3228	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 9X320MM 130度AS:A PLUS 7500-0921-32	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X320MM 130 ？AS:A PLUS 7500-0921-32	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3229	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 9X340MM 130度AS:A PLUS 7500-0920-34	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X340MM 130 ？AS:A PLUS 7500-0920-34	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3230	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 9X340MM 130度AS:A PLUS 7500-0921-34	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X340MM 130 ？AS:A PLUS 7500-0921-34	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3231	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 9X360MM 130度AS:A PLUS 7500-0920-36	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X360MM 130 ？AS:A PLUS 7500-0920-36	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3232	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 9X360MM 130度AS:A PLUS 7500-0921-36	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X360MM 130 ？AS:A PLUS 7500-0921-36	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3233	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 9X380MM 130度AS:A PLUS 7500-0920-38	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X380MM 130 ？AS:A PLUS 7500-0920-38	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3234	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 9X380MM 130度AS:A PLUS 7500-0921-38	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X380MM 130 ？AS:A PLUS 7500-0921-38	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3235	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 9X400MM 130度AS:A PLUS 7500-0920-40	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X400MM 130 ？AS:A PLUS 7500-0920-40	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。

3236	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 9X400MM 130度AS:A PLUS 7500-0921-40	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X400MM 130 ？AS:A PLUS 7500-0921-40	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3237	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 9X420MM 130度AS:A PLUS 7500-0920-42	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X420MM 130 ？AS:A PLUS 7500-0920-42	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3238	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 9X420MM 130度AS:A PLUS 7500-0921-42	AA NAILING SYSTEM - LARGE 9X420MM 130 ？AS:A PLUS 7500-0921-42	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3239	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 10X260MM 125度AS:A PLUS 7500-1010-26	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X260MM 125 ？AS:A PLUS 7500-1010-26	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3240	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 10X260MM 125度AS:A PLUS 7500-1011-26	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X260MM 125 ？AS:A PLUS 7500-1011-26	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3241	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 10X280MM 125度AS:A PLUS 7500-1010-28	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X280MM 125 ？AS:A PLUS 7500-1010-28	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3242	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 10X280MM 125度AS:A PLUS 7500-1011-28	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X280MM 125 ？AS:A PLUS 7500-1011-28	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3243	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 10X300MM 125度AS:A PLUS 7500-1010-30	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X300MM 125 ？AS:A PLUS 7500-1010-30	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3244	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 10X300MM 125度AS:A PLUS 7500-1011-30	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X300MM 125 ？AS:A PLUS 7500-1011-30	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3245	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 10X320MM 125度AS:A PLUS 7500-1010-32	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X320MM 125 ？AS:A PLUS 7500-1010-32	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。

3246	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 10X320MM 125度AS:A PLUS 7500-1011-32	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X320MM 125 ？AS:A PLUS 7500-1011-32	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3247	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 10X340MM 125度AS:A PLUS 7500-1010-34	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X340MM 125 ？AS:A PLUS 7500-1010-34	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3248	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 10X340MM 125度AS:A PLUS 7500-1011-34	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X340MM 125 ？AS:A PLUS 7500-1011-34	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3249	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 10X360MM 125度AS:A PLUS 7500-1010-36	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X360MM 125 ？AS:A PLUS 7500-1010-36	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3250	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 10X360MM 125度AS:A PLUS 7500-1011-36	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X360MM 125 ？AS:A PLUS 7500-1011-36	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3251	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 10X380MM 125度AS:A PLUS 7500-1010-38	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X380MM 125 ？AS:A PLUS 7500-1010-38	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3252	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 10X380MM 125度AS:A PLUS 7500-1011-38	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X380MM 125 ？AS:A PLUS 7500-1011-38	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3253	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 10X400MM 125度AS:A PLUS 7500-1010-40	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X400MM 125 ？AS:A PLUS 7500-1010-40	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3254	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 10X400MM 125度AS:A PLUS 7500-1011-40	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X400MM 125 ？AS:A PLUS 7500-1011-40	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3255	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 10X420MM 125度AS:A PLUS 7500-1010-42	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X420MM 125 ？AS:A PLUS 7500-1010-42	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。

3256	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 10X420MM 125度AS:A PLUS 7500-1011-42	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X420MM 125 ？AS:A PLUS 7500-1011-42	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3257	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 10X260MM 130度AS:A PLUS 7500-1020-26	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X260MM 130？AS:A PLUS 7500-1020-26	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3258	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 10X260MM 130度AS:A PLUS 7500-1021-26	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X260MM 130？AS:A PLUS 7500-1021-26	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3259	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 10X280MM 130度AS:A PLUS 7500-1020-28	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X280MM 130？AS:A PLUS 7500-1020-28	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3260	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 10X280MM 130度AS:A PLUS 7500-1021-28	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X280MM 130？AS:A PLUS 7500-1021-28	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3261	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 10X300MM 130度AS:A PLUS 7500-1020-30	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X300MM 130 ？AS:A PLUS 7500-1020-30	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3262	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 10X300MM 130度AS:A PLUS 7500-1021-30	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X300MM 130 ？AS:A PLUS 7500-1021-30	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3263	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 10X320MM 130度AS:A PLUS 7500-1020-32	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X320MM 130 ？AS:A PLUS 7500-1020-32	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3264	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 10X320MM 130度AS:A PLUS 7500-1021-32	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X320MM 130 ？AS:A PLUS 7500-1021-32	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3265	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 10X340MM 130度AS:A PLUS 7500-1020-34	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X340MM 130 ？AS:A PLUS 7500-1020-34	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。

3266	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 10X340MM 130度AS:A PLUS 7500-1021-34	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X340MM 130 ？AS:A PLUS 7500-1021-34	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3267	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 10X360MM 130度AS:A PLUS 7500-1020-36	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X360MM 130 ？AS:A PLUS 7500-1020-36	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3268	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 10X360MM 130度AS:A PLUS 7500-1021-36	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X360MM 130 ？AS:A PLUS 7500-1021-36	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3269	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 10X380MM 130度AS:A PLUS 7500-1020-38	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X380MM 130 ？AS:A PLUS 7500-1020-38	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3270	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 10X380MM 130度AS:A PLUS 7500-1021-38	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X380MM 130 ？AS:A PLUS 7500-1021-38	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3271	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 10X400MM 130度AS:A PLUS 7500-1020-40	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X400MM 130 ？AS:A PLUS 7500-1020-40	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3272	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 10X400MM 130度AS:A PLUS 7500-1021-40	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X400MM 130 ？AS:A PLUS 7500-1021-40	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3273	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 10X420MM 130度AS:A PLUS 7500-1020-42	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X420MM 130 ？AS:A PLUS 7500-1020-42	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3274	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 10X420MM 130度AS:A PLUS 7500-1021-42	AA NAILING SYSTEM - LARGE 10X420MM 130 ？AS:A PLUS 7500-1021-42	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3275	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 11X260MM 125度AS:A PLUS 7500-1110-26	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X260MM 125？AS:A PLUS 7500-1110-26	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。

3276	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 11X260MM 125度AS:A PLUS 7500-1111-26	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X260MM 125？AS:A PLUS 7500-1111-26	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3277	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 11X280MM 125度AS:A PLUS 7500-1110-28	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X280MM 125？AS:A PLUS 7500-1110-28	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3278	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 11X280MM 125度AS:A PLUS 7500-1111-28	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X280MM 125？AS:A PLUS 7500-1111-28	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3279	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 11X300MM 125度AS:A PLUS 7500-1110-30	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X300MM 125？AS:A PLUS 7500-1110-30	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3280	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 11X300MM 125度AS:A PLUS 7500-1111-30	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X300MM 125？AS:A PLUS 7500-1111-30	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3281	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 11X320MM 125度AS:A PLUS 7500-1110-32	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X320MM 125？AS:A PLUS 7500-1110-32	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3282	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 11X320MM 125度AS:A PLUS 7500-1111-32	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X320MM 125？AS:A PLUS 7500-1111-32	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3283	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 11X340MM 125度AS:A PLUS 7500-1110-34	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X340MM 125？AS:A PLUS 7500-1110-34	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3284	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 11X340MM 125度AS:A PLUS 7500-1111-34	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X340MM 125？AS:A PLUS 7500-1111-34	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3285	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 11X360MM 125度AS:A PLUS 7500-1110-36	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X360MM 125？AS:A PLUS 7500-1110-36	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。

3286	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 11X360MM 125度AS:A PLUS 7500-1111-36	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X360MM 125？AS:A PLUS 7500-1111-36	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3287	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 11X380MM 125度AS:A PLUS 7500-1110-38	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X380MM 125？AS:A PLUS 7500-1110-38	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3288	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 11X380MM 125度AS:A PLUS 7500-1111-38	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X380MM 125？AS:A PLUS 7500-1111-38	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3289	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 11X400MM 125度AS:A PLUS 7500-1110-40	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X400MM 125？AS:A PLUS 7500-1110-40	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3290	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 11X400MM 125度AS:A PLUS 7500-1111-40	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X400MM 125？AS:A PLUS 7500-1111-40	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3291	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 11X420MM 125度AS:A PLUS 7500-1110-42	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X420MM 125？AS:A PLUS 7500-1110-42	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3292	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 11X420MM 125度AS:A PLUS 7500-1111-42	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X420MM 125？AS:A PLUS 7500-1111-42	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3293	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 11X260MM 130度AS:A PLUS 7500-1120-26	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X260MM 130？AS:A PLUS 7500-1120-26	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3294	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 11X260MM 130度AS:A PLUS 7500-1121-26	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X260MM 130？AS:A PLUS 7500-1121-26	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3295	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 11X280MM 130度AS:A PLUS 7500-1120-28	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X280MM 130？AS:A PLUS 7500-1120-28	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。

3296	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 11X280MM 130度AS:A PLUS 7500-1121-28	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X280MM 130？AS:A PLUS 7500-1121-28	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3297	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 11X300MM 130度AS:A PLUS 7500-1120-30	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X300MM 130？AS:A PLUS 7500-1120-30	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3298	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 11X300MM 130度AS:A PLUS 7500-1121-30	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X300MM 130？AS:A PLUS 7500-1121-30	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3299	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 11X320MM 130度AS:A PLUS 7500-1120-32	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X320MM 130？AS:A PLUS 7500-1120-32	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3300	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 11X320MM 130度AS:A PLUS 7500-1121-32	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X320MM 130？AS:A PLUS 7500-1121-32	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3301	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 11X340MM 130度AS:A PLUS 7500-1120-34	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X340MM 130？AS:A PLUS 7500-1120-34	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3302	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 11X340MM 130度AS:A PLUS 7500-1121-34	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X340MM 130？AS:A PLUS 7500-1121-34	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3303	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 11X360MM 130度AS:A PLUS 7500-1120-36	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X360MM 130？AS:A PLUS 7500-1120-36	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3304	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 11X360MM 130度AS:A PLUS 7500-1121-36	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X360MM 130？AS:A PLUS 7500-1121-36	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3305	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 11X380MM 130度AS:A PLUS 7500-1120-38	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X380MM 130？AS:A PLUS 7500-1120-38	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。

3306	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 11X380MM 130度AS:A PLUS 7500-1121-38	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X380MM 130？AS:A PLUS 7500-1121-38	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3307	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 11X400MM 130度AS:A PLUS 7500-1120-40	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X400MM 130？AS:A PLUS 7500-1120-40	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3308	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 11X400MM 130度AS:A PLUS 7500-1121-40	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X400MM 130？AS:A PLUS 7500-1121-40	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3309	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 11X420MM 130度AS:A PLUS 7500-1120-42	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X420MM 130？AS:A PLUS 7500-1120-42	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3310	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 11X420MM 130度AS:A PLUS 7500-1121-42	AA NAILING SYSTEM - LARGE 11X420MM 130？AS:A PLUS 7500-1121-42	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3311	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 12X260MM 125度AS:A PLUS 7500-1212-26	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X260MM 125？AS:A PLUS 7500-1212-26	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3312	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 12X260MM 125度AS:A PLUS 7500-1211-26	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X260MM 125？AS:A PLUS 7500-1211-26	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3313	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 12X280MM 125度AS:A PLUS 7500-1212-28	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X280MM 125？AS:A PLUS 7500-1212-28	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3314	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 12X280MM 125度AS:A PLUS 7500-1211-28	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X280MM 125？AS:A PLUS 7500-1211-28	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3315	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 12X300MM 125度AS:A PLUS 7500-1212-30	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X300MM 125？AS:A PLUS 7500-1212-30	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。

3316	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 12X300MM 125度AS:A PLUS 7500-1211-30	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X300MM 125？AS:A PLUS 7500-1211-30	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3317	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 12X320MM 125度AS:A PLUS 7500-1212-32	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X320MM 125？AS:A PLUS 7500-1212-32	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3318	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 12X320MM 125度AS:A PLUS 7500-1211-32	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X320MM 125？AS:A PLUS 7500-1211-32	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3319	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 12X340MM 125度AS:A PLUS 7500-1212-34	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X340MM 125？AS:A PLUS 7500-1212-34	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3320	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 12X340MM 125度AS:A PLUS 7500-1211-34	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X340MM 125？AS:A PLUS 7500-1211-34	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3321	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 12X360MM 125度AS:A PLUS 7500-1212-36	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X360MM 125？AS:A PLUS 7500-1212-36	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3322	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 12X360MM 125度AS:A PLUS 7500-1211-36	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X360MM 125？AS:A PLUS 7500-1211-36	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3323	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 12X380MM 125度AS:A PLUS 7500-1212-38	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X380MM 125？AS:A PLUS 7500-1212-38	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3324	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 12X380MM 125度AS:A PLUS 7500-1211-38	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X380MM 125？AS:A PLUS 7500-1211-38	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3325	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 12X400MM 125度AS:A PLUS 7500-1212-40	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X400MM 125？AS:A PLUS 7500-1212-40	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。

3326	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 12X400MM 125度AS:A PLUS 7500-1211-40	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X400MM 125？AS:A PLUS 7500-1211-40	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3327	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 12X420MM 125度AS:A PLUS 7500-1212-42	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X420MM 125？AS:A PLUS 7500-1212-42	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3328	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 12X420MM 125度AS:A PLUS 7500-1211-42	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X420MM 125？AS:A PLUS 7500-1211-42	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3329	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 12X260MM 130度AS:A PLUS 7500-1220-26	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X260MM 130？AS:A PLUS 7500-1220-26	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3330	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 12X260MM 130度AS:A PLUS 7500-1221-26	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X260MM 130？AS:A PLUS 7500-1221-26	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3331	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 12X280MM 130度AS:A PLUS 7500-1220-28	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X280MM 130？AS:A PLUS 7500-1220-28	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3332	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 12X280MM 130度AS:A PLUS 7500-1221-28	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X280MM 130？AS:A PLUS 7500-1221-28	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3333	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 12X300MM 130度AS:A PLUS 7500-1220-30	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X300MM 130？AS:A PLUS 7500-1220-30	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3334	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 12X300MM 130度AS:A PLUS 7500-1221-30	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X300MM 130？AS:A PLUS 7500-1221-30	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3335	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 12X300MM 130度AS:A PLUS 7500-1220-32	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X300MM 130？AS:A PLUS 7500-1220-32	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。

3336	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 12X300MM 130度AS:A PLUS 7500-1221-32	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X300MM 130？AS:A PLUS 7500-1221-32	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3337	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 12X340MM 130度AS:A PLUS 7500-1220-34	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X340MM 130？AS:A PLUS 7500-1220-34	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3338	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 12X340MM 130度AS:A PLUS 7500-1221-34	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X340MM 130？AS:A PLUS 7500-1221-34	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3339	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 12X360MM 130度AS:A PLUS 7500-1220-36	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X360MM 130？AS:A PLUS 7500-1220-36	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3340	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 12X360MM 130度AS:A PLUS 7500-1221-36	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X360MM 130？AS:A PLUS 7500-1221-36	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3341	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 12X380MM 130度AS:A PLUS 7500-1220-38	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X380MM 130？AS:A PLUS 7500-1220-38	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3342	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 12X380MM 130度AS:A PLUS 7500-1221-38	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X380MM 130？AS:A PLUS 7500-1221-38	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3343	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 12X400MM 130度AS:A PLUS 7500-1220-40	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X400MM 130？AS:A PLUS 7500-1220-40	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3344	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 12X400MM 130度AS:A PLUS 7500-1221-40	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X400MM 130？AS:A PLUS 7500-1221-40	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3345	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 12X420MM 130度AS:A PLUS 7500-1220-42	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X420MM 130？AS:A PLUS 7500-1220-42	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。

3346	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 12X420MM 130度AS:A PLUS 7500-1221-42	AA NAILING SYSTEM - LARGE 12X420MM 130？AS:A PLUS 7500-1221-42	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3347	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 13X260MM 125度AS:A PLUS 7500-1310-26	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X260MM 125？AS:A PLUS 7500-1310-26	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3348	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 13X260MM 125度AS:A PLUS 7500-1311-26	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X260MM 125？AS:A PLUS 7500-1311-26	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3349	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 13X280MM 125度AS:A PLUS 7500-1310-28	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X280MM 125？AS:A PLUS 7500-1310-28	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3350	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 13X280MM 125度AS:A PLUS 7500-1311-28	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X280MM 125？AS:A PLUS 7500-1311-28	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3351	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 13X300MM 125度AS:A PLUS 7500-1310-30	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X300MM 125？AS:A PLUS 7500-1310-30	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3352	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 13X300MM 125度AS:A PLUS 7500-1311-30	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X300MM 125？AS:A PLUS 7500-1311-30	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3353	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 13X320MM 125度AS:A PLUS 7500-1310-32	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X320MM 125？AS:A PLUS 7500-1310-32	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3354	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 13X320MM 125度AS:A PLUS 7500-1311-32	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X320MM 125？AS:A PLUS 7500-1311-32	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3355	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 13X340MM 125度AS:A PLUS 7500-1310-34	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X340MM 125？AS:A PLUS 7500-1310-34	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。

3356	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 13X340MM 125度AS:A PLUS 7500-1311-34	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X340MM 125？AS:A PLUS 7500-1311-34	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3357	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 13X360MM 125度AS:A PLUS 7500-1310-36	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X360MM 125？AS:A PLUS 7500-1310-36	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3358	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 13X360MM 125度AS:A PLUS 7500-1311-36	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X360MM 125？AS:A PLUS 7500-1311-36	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3359	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 13X380MM 125度AS:A PLUS 7500-1310-38	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X380MM 125？AS:A PLUS 7500-1310-38	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3360	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 13X380MM 125度AS:A PLUS 7500-1311-38	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X380MM 125？AS:A PLUS 7500-1311-38	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3361	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 13X400MM 125度AS:A PLUS 7500-1310-40	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X400MM 125？AS:A PLUS 7500-1310-40	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3362	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 13X400MM 125度AS:A PLUS 7500-1311-40	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X400MM 125？AS:A PLUS 7500-1311-40	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3363	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 13X420MM 125度AS:A PLUS 7500-1310-42	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X420MM 125？AS:A PLUS 7500-1310-42	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3364	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 13X420MM 125度AS:A PLUS 7500-1311-42	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X420MM 125？AS:A PLUS 7500-1311-42	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3365	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 13X260MM 130度AS:A PLUS 7500-1320-26	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X260MM 130？AS:A PLUS 7500-1320-26	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。

3366	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 13X260MM 130度AS:A PLUS 7500-1321-26	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X260MM 130？AS:A PLUS 7500-1321-26	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3367	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 13X280MM 130度AS:A PLUS 7500-1320-28	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X280MM 130？AS:A PLUS 7500-1320-28	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3368	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 13X280MM 130度AS:A PLUS 7500-1321-28	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X280MM 130？AS:A PLUS 7500-1321-28	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3369	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 13X300MM 130度AS:A PLUS 7500-1320-30	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X300MM 130？AS:A PLUS 7500-1320-30	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3370	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 13X300MM 130度AS:A PLUS 7500-1321-30	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X300MM 130？AS:A PLUS 7500-1321-30	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3371	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 13X320MM 130度AS:A PLUS 7500-1320-32	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X320MM 130？AS:A PLUS 7500-1320-32	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3372	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 13X320MM 130度AS:A PLUS 7500-1321-32	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X320MM 130？AS:A PLUS 7500-1321-32	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3373	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 13X340MM 130度AS:A PLUS 7500-1320-34	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X340MM 130？AS:A PLUS 7500-1320-34	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3374	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 13X340MM 130度AS:A PLUS 7500-1321-34	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X340MM 130？AS:A PLUS 7500-1321-34	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3375	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 13X360MM 130度AS:A PLUS 7500-1320-36	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X360MM 130？AS:A PLUS 7500-1320-36	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。

3376	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 13X360MM 130度AS:A PLUS 7500-1321-36	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X360MM 130？AS:A PLUS 7500-1321-36	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3377	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 13X380MM 130度AS:A PLUS 7500-1320-38	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X380MM 130？AS:A PLUS 7500-1320-38	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3378	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 13X380MM 130度AS:A PLUS 7500-1321-38	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X380MM 130？AS:A PLUS 7500-1321-38	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3379	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 13X400MM 130度AS:A PLUS 7500-1320-40	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X400MM 130？AS:A PLUS 7500-1320-40	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3380	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 13X400MM 130度AS:A PLUS 7500-1321-40	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X400MM 130？AS:A PLUS 7500-1321-40	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3381	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 13X420MM 130度AS:A PLUS 7500-1320-42	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X420MM 130？AS:A PLUS 7500-1320-42	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3382	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 13X420MM 130度AS:A PLUS 7500-1321-42	AA NAILING SYSTEM - LARGE 13X420MM 130？AS:A PLUS 7500-1321-42	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3383	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 14X260MM 125度AS:A PLUS 7500-1410-26	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X260MM 125？AS:A PLUS 7500-1410-26	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3384	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 14X260MM 125度AS:A PLUS 7500-1411-26	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X260MM 125？AS:A PLUS 7500-1411-26	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3385	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 14X280MM 125度AS:A PLUS 7500-1410-28	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X280MM 125？AS:A PLUS 7500-1410-28	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。

3386	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 14X280MM 125度AS:A PLUS 7500-1411-28	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X280MM 125？AS:A PLUS 7500-1411-28	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3387	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 14X300MM 125度AS:A PLUS 7500-1410-30	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X300MM 125？AS:A PLUS 7500-1410-30	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3388	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 14X300MM 125度AS:A PLUS 7500-1411-30	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X300MM 125？AS:A PLUS 7500-1411-30	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3389	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 14X320MM 125度AS:A PLUS 7500-1410-32	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X320MM 125？AS:A PLUS 7500-1410-32	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3390	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 14X320MM 125度AS:A PLUS 7500-1411-32	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X320MM 125？AS:A PLUS 7500-1411-32	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3391	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 14X340MM 125度AS:A PLUS 7500-1410-34	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X340MM 125？AS:A PLUS 7500-1410-34	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3392	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 14X340MM 125度AS:A PLUS 7500-1411-34	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X340MM 125？AS:A PLUS 7500-1411-34	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3393	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 14X360MM 125度AS:A PLUS 7500-1410-36	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X360MM 125？AS:A PLUS 7500-1410-36	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3394	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 14X360MM 125度AS:A PLUS 7500-1411-36	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X360MM 125？AS:A PLUS 7500-1411-36	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3395	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 14X380MM 125度AS:A PLUS 7500-1410-38	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X380MM 125？AS:A PLUS 7500-1410-38	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。

3396	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 14X380MM 125度AS:A PLUS 7500-1411-38	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X380MM 125？AS:A PLUS 7500-1411-38	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3397	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 14X400MM 125度AS:A PLUS 7500-1410-40	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X400MM 125？AS:A PLUS 7500-1410-40	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3398	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 14X400MM 125度AS:A PLUS 7500-1411-40	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X400MM 125？AS:A PLUS 7500-1411-40	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3399	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 14X420MM 125度AS:A PLUS 7500-1410-42	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X420MM 125？AS:A PLUS 7500-1410-42	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3400	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 14X420MM 125度AS:A PLUS 7500-1411-42	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X420MM 125？AS:A PLUS 7500-1411-42	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3401	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 14X260MM 130度AS:A PLUS 7500-1420-26	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X260MM 130？AS:A PLUS 7500-1420-26	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3402	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 14X260MM 130度AS:A PLUS 7500-1421-26	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X260MM 130？AS:A PLUS 7500-1421-26	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3403	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 14X280MM 130度AS:A PLUS 7500-1420-28	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X280MM 130？AS:A PLUS 7500-1420-28	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3404	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 14X280MM 130度AS:A PLUS 7500-1421-28	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X280MM 130？AS:A PLUS 7500-1421-28	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3405	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 14X300MM 130度AS:A PLUS 7500-1420-30	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X300MM 130？AS:A PLUS 7500-1420-30	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。

3406	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 14X300MM 130度AS:A PLUS 7500-1421-30	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X300MM 130？AS:A PLUS 7500-1421-30	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3407	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 14X320MM 130度AS:A PLUS 7500-1420-32	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X320MM 130？AS:A PLUS 7500-1420-32	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3408	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 14X320MM 130度AS:A PLUS 7500-1421-32	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X320MM 130？AS:A PLUS 7500-1421-32	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3409	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 14X340MM 130度AS:A PLUS 7500-1420-34	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X340MM 130？AS:A PLUS 7500-1420-34	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3410	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 14X340MM 130度AS:A PLUS 7500-1421-34	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X340MM 130？AS:A PLUS 7500-1421-34	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3411	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 14X360MM 130度AS:A PLUS 7500-1420-36	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X360MM 130？AS:A PLUS 7500-1420-36	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3412	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 14X360MM 130度AS:A PLUS 7500-1421-36	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X360MM 130？AS:A PLUS 7500-1421-36	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3413	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 14X380MM 130度AS:A PLUS 7500-1420-38	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X380MM 130？AS:A PLUS 7500-1420-38	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3414	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 14X380MM 130度AS:A PLUS 7500-1421-38	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X380MM 130？AS:A PLUS 7500-1421-38	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3415	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 14X400MM 130度AS:A PLUS 7500-1420-40	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X400MM 130？AS:A PLUS 7500-1420-40	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。

3416	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 14X400MM 130度AS:A PLUS 7500-1421-40	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X400MM 130？AS:A PLUS 7500-1421-40	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3417	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘左 - LARGE 14X420MM 130度AS:A PLUS 7500-1420-42	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X420MM 130？AS:A PLUS 7500-1420-42	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3418	亞洲解剖型前傾髖部髓內釘右 - LARGE 14X420MM 130度AS:A PLUS 7500-1421-42	AA NAILING SYSTEM - LARGE 14X420MM 130？AS:A PLUS 7500-1421-42	１.材質與健保品不同，生物相容性較優。２.功能性比健保品強，對於骨折可以多重固定且有選擇性較多。	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。	亞洲解剖型髓內釘是一種專為亞洲人設計末端鎖定選項(Distal locking Options)。提供一般和大小尺寸髓內釘之靜態或動態鎖定。有動態的設計，可選擇第二根螺釘於狹長孔	健保品無相同品項,無法比較	19036	19987.8	50012	FBNG1052719R	1.低轉子骨下骨折。2.股骨骨幹骨折。3.分開式或混合式之股骨內側頸骨折。
3419	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管4MMX20MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413400020	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER4MMX20MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413400020	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3420	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管4MMX40MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413400040	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER4MMX40MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413400040	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3421	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管4MMX60MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413400060	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER4MMX60MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413400060	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3422	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管4MMX80MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413400080	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER4MMX80MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413400080	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無

3423	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管4MMX100MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413400100	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER4MMX100MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413400100	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3424	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管4MMX120MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413400120	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER4MMX120MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413400120	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3425	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管4MMX150MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413400150	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER4MMX150MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413400150	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3426	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管5MMX20MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413500020	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER5MMX20MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413500020	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3427	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管5MMX40MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413500040	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER5MMX40MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413500040	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3428	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管5MMX60MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413500060	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER5MMX60MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413500060	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無

3429	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管5MMX80MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413500080	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER5MMX80MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413500080	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3430	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管5MMX100MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413500100	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER5MMX100MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413500100	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3431	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管5MMX120MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413500120	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER5MMX120MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413500120	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3432	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管5MMX150MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413500150	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER5MMX150MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413500150	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3433	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管6MMX20MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413600020	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER6MMX20MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413600020	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3434	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管6MMX40MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413600040	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER6MMX40MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413600040	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無

3435	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管6MMX60MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413600060	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER6MMX60MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413600060	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3436	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管6MMX80MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413600080	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER6MMX80MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413600080	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3437	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管6MMX100MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413600100	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER6MMX100MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413600100	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3438	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管6MMX120MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413600120	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER6MMX120MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413600120	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3439	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管6MMX150MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413600150	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER6MMX150MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413600150	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3440	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管7MMX20MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413700020	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER7MMX20MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413700020	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無

3441	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管7MMX40MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413700040	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER7MMX40MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413700040	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3442	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管7MMX60MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413700060	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER7MMX60MMX130CM 0.035" AS：BARD 9090413700060	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3443	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管4MMX20MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475400020	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER4MMX20MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475400020	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3444	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管4MMX40MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475400040	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER4MMX40MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475400040	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3445	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管4MMX60MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475400060	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER4MMX60MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475400060	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3446	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管4MMX80MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475400080	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER4MMX80MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475400080	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無

3447	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管4MMX100MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475400100	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER4MMX100MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475400100	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3448	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管4MMX120MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475400120	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER4MMX120MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475400120	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3449	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管4MMX150MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475400150	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER4MMX150MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475400150	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3450	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管5MMX20MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475500020	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER5MMX20MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475500020	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3451	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管5MMX40MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475500040	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER5MMX40MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475500040	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3452	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管5MMX60MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475500060	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER5MMX60MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475500060	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無

3453	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管5MMX80MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475500080	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER5MMX80MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475500080	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3454	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管5MMX100MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475500100	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER5MMX100MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475500100	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3455	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管5MMX120MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475500120	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER5MMX120MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475500120	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3456	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管5MMX150MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475500150	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER5MMX150MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475500150	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3457	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管6MMX20MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475600020	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER6MMX20MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475600020	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3458	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管6MMX40MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475600040	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER6MMX40MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475600040	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無

3459	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管6MMX60MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475600060	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER6MMX60MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475600060	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3460	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管6MMX80MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475600080	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER6MMX80MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475600080	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3461	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管6MMX100MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475600100	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER6MMX100MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475600100	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3462	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管6MMX120MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475600120	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER6MMX120MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475600120	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3463	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管6MMX120MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475600120	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER6MMX120MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475600120	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3464	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管7MMX20MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475700020	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER7MMX20MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475700020	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無

3465	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管7MMX40MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475700040	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER7MMX40MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475700040	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3466	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管7MMX60MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475700060	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER7MMX60MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475700060	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3467	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管8MMX20MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475800020	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER8MMX20MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475800020	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3468	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管8MMX40MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475800040	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER8MMX40MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475800040	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3469	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管8MMX60MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475800060	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER8MMX60MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475800060	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3470	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管9MMX20MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475900020	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER9MMX20MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475900020	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無

3471	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管9MMX40MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475900040	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER9MMX40MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475900040	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3472	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管9MMX60MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475900060	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER9MMX60MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475900060	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3473	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管10MMX20MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475100020	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER10MMX20MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475100020	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3474	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管10MMX40MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475100040	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER10MMX40MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475100040	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3475	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管10MMX60MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475100060	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER10MMX60MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475100060	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3476	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管12MMX20MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475120020	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER12MMX20MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475120020	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無

3477	路透尼斯035經皮穿刺血管成形術藥物塗層球囊 導管12MMX40MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475120040	LUTONIX 035 DRUG COATED BALLOON PTA CATHETER12MMX40MMX75CM 0.035" AS：BARD 9090475120040	改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	可能與周邊球囊擴張術有關的潛在不良反應,包括：其他介入對藥物或顯影劑出現過敏反應，動脈瘤或假動脈瘤，心律失常，栓塞，疼痛或觸痛，氣胸或血胸，敗血症，感染，休克..等。對此杉醇藥物塗層獨有的潛在不良反應，包括對藥物過敏，或其他不可預見的潛在不良反應。	藥物釋放型氣球導管是在氣球擴張導管表面塗上一層藥物（紫杉醇），於氣球擴張時將紫杉醇黏附至原來置放的血管壁上，由於紫杉醇有抑制血管壁組織增生的作用，可以改善血管內腔直徑與減少治療原生動脈病灶處的再狹窄。	健保補差額給付此產品：藥物抑制血管壁組織增生。健保全額品項：未給付，健保品為非塗藥之一般氣球。	28773	30211.65	41789	CBC0490204BA	無
3478	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 6.0D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 6.0D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.0D,可能導致術後效果不佳。
3479	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 6.5D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 6.5D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.1D,可能導致術後效果不佳。
3480	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 7.0D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 7.0D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.2D,可能導致術後效果不佳。
3481	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 7.5D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 7.5D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.3D,可能導致術後效果不佳。
3482	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 8.0D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 8.0D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.4D,可能導致術後效果不佳。

3483	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 8.5D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 8.5D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.5D,可能導致術後效果不佳。
3484	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 9.0D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 9.0D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.6D,可能導致術後效果不佳。
3485	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 9.5D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 9.5D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.7D,可能導致術後效果不佳。
3486	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 10.0D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 10.0D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.8D,可能導致術後效果不佳。
3487	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 10.5D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 10.5D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.9D,可能導致術後效果不佳。
3488	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 11.0D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 11.0D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.10D,可能導致術後效果不佳。

3489	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 11.5D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 11.5D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.11D,可能導致術後效果不佳。
3490	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 12.0D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 12.0D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.12D,可能導致術後效果不佳。
3491	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 12.5D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 12.5D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.13D,可能導致術後效果不佳。
3492	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 13.0D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 13.0D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.14D,可能導致術後效果不佳。
3493	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 13.5D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 13.5D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.15D,可能導致術後效果不佳。
3494	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 14.0D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 14.0D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.16D,可能導致術後效果不佳。

3495	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 14.5D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 14.5D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.17D,可能導致術後效果不佳。
3496	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 15.0D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 15.0D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.18D,可能導致術後效果不佳。
3497	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 15.5D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 15.5D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.19D,可能導致術後效果不佳。
3498	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 16.0D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 16.0D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.20D,可能導致術後效果不佳。
3499	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 16.5D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 16.5D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.21D,可能導致術後效果不佳。
3500	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 17.0D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 17.0D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.22D,可能導致術後效果不佳。

3501	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 17.5D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 17.5D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.23D,可能導致術後效果不佳。
3502	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 18.0D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 18.0D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.24D,可能導致術後效果不佳。
3503	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 18.5D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 18.5D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.25D,可能導致術後效果不佳。
3504	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 19.0D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 19.0D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.26D,可能導致術後效果不佳。
3505	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 19.5D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 19.5D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.27D,可能導致術後效果不佳。
3506	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 20.0D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 20.0D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.28D,可能導致術後效果不佳。

3507	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 20.5D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 20.5D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.29D,可能導致術後效果不佳。
3508	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 21.0D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 21.0D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.30D,可能導致術後效果不佳。
3509	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 21.5D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 21.5D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.31D,可能導致術後效果不佳。
3510	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 22.0D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 22.0D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.32D,可能導致術後效果不佳。
3511	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 22.5D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 22.5D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.33D,可能導致術後效果不佳。
3512	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 23.0D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 23.0D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.34D,可能導致術後效果不佳。

3513	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 23.5D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 23.5D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.35D,可能導致術後效果不佳。
3514	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 24.0D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 24.0D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.36D,可能導致術後效果不佳。
3515	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 24.5D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 24.5D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.37D,可能導致術後效果不佳。
3516	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 25.0D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 25.0D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.38D,可能導致術後效果不佳。
3517	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 25.5D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 25.5D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.39D,可能導致術後效果不佳。
3518	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 26.0D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 26.0D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.40D,可能導致術後效果不佳。

3519	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 26.5D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 26.5D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.41D,可能導致術後效果不佳。
3520	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 27.0D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 27.0D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.42D,可能導致術後效果不佳。
3521	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 27.5D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 27.5D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.43D,可能導致術後效果不佳。
3522	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 28.0D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 28.0D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.44D,可能導致術後效果不佳。
3523	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 28.5D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 28.5D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.45D,可能導致術後效果不佳。
3524	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 29.0D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 29.0D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.46D,可能導致術後效果不佳。

3525	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 29.5D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 29.5D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.47D,可能導致術後效果不佳。
3526	可舒視爾特智慧型非球面多焦點 散光矯正單片型軟式人工水晶體 AS:ALCON SND1T6 30.0D	ALCON ACRYSOF IQ RESTOR MULTIFOCAL TORIC INTRAOCULAR LENS AS:ALCON SND1T6 30.0D	具有矯正老花度數，並可同時矯正角膜散光，可同時改善遠、近距離視力，降低病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、單片型、可濾藍光的軟視可折疊多焦點散光人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比，此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	91899	FALSNMULTTA1	為了達到最佳視覺品質,請以正視眼為目標。請務必使IOL置中,達到最佳視覺效果。若是術後散光大於1.48D,可能導致術後效果不佳。
3527	亞士卓磁振造影植入式 心臟節律器 AS:MEDTRONIC X2DR01	ASTRA MRI SURESCAN IMPLANTABLE PACEMAKER-DDDR MRI AS:MEDTRONIC X2DR01	1.第三級(完全)房室傳導阻斷。2.有症狀的第二級房室傳導阻斷。3.病竇症候群。4.有症狀的心搏過緩。	1.植入部位傷口感染。2.出血。3.氣胸。4.身體排斥反應包括局部組織反應。5.疤腫形成。	1.第三級(完全)房室傳導阻斷。2.有症狀的第二級房室傳導阻斷。3.病竇症候群。4.有症狀的心搏過緩。	無	93833	95333	65667	FHP02X2DR1M4	1.在進行MRI掃描前，請先參閱MedtronicMRI技術手冊，了解MRI相關的警語及注意事項。2.進行MRI掃瞄前，請先告知心臟科醫師聯繫進行節律器設定調整。3.需由心臟科醫師裝置。4.術後需在定期於醫院門診追蹤檢查。
3528	艾科雷心臟節律器-雙腔(自付差額) ACCOLADE PACEMAKER(DDDR) AS:BOSTON L321	ACCOLADE PACEMAKER(DDDR) AS:BOSTON L321	DR一提供心室及心房節律與感測功能的雙腔心律調節器。	可能引起的不良事件：過敏性反應.心外刺激(肌肉/神經刺激)等，詳如仿單	DR一提供心室及心房節律與感測功能的雙腔心律調節器功能：AP SCAN睡眠呼吸暫停監控、MV sensor生理性傳感器。效益:AP Scan提供睡眠呼吸暫停有效鑑別診斷參考資料，MV sensor可提供病患在運動下符合生理需求的對應心率	新增功能類別人工心律調節器具備較佳之訊號偵測功能，更加符合心臟之功能需求，能貼近病人之長期臨床需求	93833	95333	6000	FHP0229675SB	無

3529	翠翡塔組織瓣膜 TRIFECTA VALVE 19MM AS：ST.JUDE TFGT-19A	TRIFECTA VALVE 19MM AS：ST.JUDE TFGT-19A	瓣葉由外向內包覆支架，有效開口面積大，能提供較大的血液輸出量，瓣葉和支架的接觸是Tissue to Tissue 接觸面，於頂端1mm處不做縫合，讓瓣葉可以完全打開及增加瓣膜的耐久性。	使用生物心臟瓣膜可能產生的副作用包括: 心絞痛，心律不整，心內膜炎，心臟衰竭，溶血等	瓣葉由外向內包覆支架，有效開口面積大，能提供較大的血液輸出量，瓣葉和支架的接觸是Tissue to Tissue 接觸面，於頂端1mm處不做縫合，讓瓣葉可以完全打開及增加瓣膜的耐久性。	瓣葉由外向內包覆支架，有效開口面積大，能提供較大的血液輸出量，瓣葉和支架的接觸是Tissue to Tissue 接觸面，於頂端1mm處不做縫合，讓瓣葉可以完全打開及增加瓣膜的耐久性。	43613	45113	134887	FHVD1C STRCST	尺寸器及瓣膜支撐物不是無菌的，每次使用前必須清洗及滅菌;請勿使用已破裂或變形的尺寸器。請勿將未滅菌的瓣膜儲存容器外部，放進無菌區。若是產品紙盒上的運送溫度指示劑轉為紅色，或是瓣膜曾被存放於超出5~25度C的溫度範圍，則請勿使用此瓣膜。
3530	翠翡塔組織瓣膜 TRIFECTA VALVE 21MM AS：ST.JUDE TFGT-21A	TRIFECTA VALVE 21MM AS：ST.JUDE TFGT-21A	瓣葉由外向內包覆支架，有效開口面積大，能提供較大的血液輸出量，瓣葉和支架的接觸是Tissue to Tissue 接觸面，於頂端2mm處不做縫合，讓瓣葉可以完全打開及增加瓣膜的耐久性。	使用生物心臟瓣膜可能產生的副作用包括: 心絞痛，心律不整，心內膜炎，心臟衰竭，溶血等	瓣葉由外向內包覆支架，有效開口面積大，能提供較大的血液輸出量，瓣葉和支架的接觸是Tissue to Tissue 接觸面，於頂端2mm處不做縫合，讓瓣葉可以完全打開及增加瓣膜的耐久性。	瓣葉由外向內包覆支架，有效開口面積大，能提供較大的血液輸出量，瓣葉和支架的接觸是Tissue to Tissue 接觸面，於頂端2mm處不做縫合，讓瓣葉可以完全打開及增加瓣膜的耐久性。	43613	45113	134887	FHVD1C STRCST	尺寸器及瓣膜支撐物不是無菌的，每次使用前必須清洗及滅菌;請勿使用已破裂或變形的尺寸器。請勿將未滅菌的瓣膜儲存容器外部，放進無菌區。若是產品紙盒上的運送溫度指示劑轉為紅色，或是瓣膜曾被存放於超出5~26度C的溫度範圍，則請勿使用此瓣膜。
3531	翠翡塔組織瓣膜 TRIFECTA VALVE 23MM AS：ST.JUDE TFGT-23A	TRIFECTA VALVE 23MM AS：ST.JUDE TFGT-23A	瓣葉由外向內包覆支架，有效開口面積大，能提供較大的血液輸出量，瓣葉和支架的接觸是Tissue to Tissue 接觸面，於頂端3mm處不做縫合，讓瓣葉可以完全打開及增加瓣膜的耐久性。	使用生物心臟瓣膜可能產生的副作用包括: 心絞痛，心律不整，心內膜炎，心臟衰竭，溶血等	瓣葉由外向內包覆支架，有效開口面積大，能提供較大的血液輸出量，瓣葉和支架的接觸是Tissue to Tissue 接觸面，於頂端3mm處不做縫合，讓瓣葉可以完全打開及增加瓣膜的耐久性。	瓣葉由外向內包覆支架，有效開口面積大，能提供較大的血液輸出量，瓣葉和支架的接觸是Tissue to Tissue 接觸面，於頂端3mm處不做縫合，讓瓣葉可以完全打開及增加瓣膜的耐久性。	43613	45113	134887	FHVD1C STRCST	尺寸器及瓣膜支撐物不是無菌的，每次使用前必須清洗及滅菌;請勿使用已破裂或變形的尺寸器。請勿將未滅菌的瓣膜儲存容器外部，放進無菌區。若是產品紙盒上的運送溫度指示劑轉為紅色，或是瓣膜曾被存放於超出5~27度C的溫度範圍，則請勿使用此瓣膜。

3532	翠翡塔組織瓣膜 TRIFECTA VALVE 25MM AS：ST.JUDE TFGT-25A	TRIFECTA VALVE 25MM AS：ST.JUDE TFGT-25A	瓣葉由外向內包覆支架，有效開口面積大，能提供較大的血液輸出量，瓣葉和支架的接觸是Tissue to Tissue 接觸面，於頂端4mm處不做縫合，讓瓣葉可以完全打開及增加瓣膜的耐久性。	使用生物心臟瓣膜可能產生的副作用包括: 心絞痛，心律不整，心內膜炎，心臟衰竭，溶血等	瓣葉由外向內包覆支架，有效開口面積大，能提供較大的血液輸出量，瓣葉和支架的接觸是Tissue to Tissue 接觸面，於頂端4mm處不做縫合，讓瓣葉可以完全打開及增加瓣膜的耐久性。	瓣葉由外向內包覆支架，有效開口面積大，能提供較大的血液輸出量，瓣葉和支架的接觸是Tissue to Tissue 接觸面，於頂端4mm處不做縫合，讓瓣葉可以完全打開及增加瓣膜的耐久性。	43613	45113	134887	FHVD1C STRCST	尺寸器及瓣膜支撐物不是無菌的，每次使用前必須清洗及滅菌;請勿使用已破裂或變形的尺寸器。請勿將未滅菌的瓣膜儲存容器外部，放進無菌區。若是產品紙盒上的運送溫度指示劑轉為紅色，或是瓣膜曾被存放於超出5~28度C的溫度範圍，則請勿使用此瓣膜。
3533	翠翡塔組織瓣膜 TRIFECTA VALVE 27MM AS：ST.JUDE TFGT-27A	TRIFECTA VALVE 27MM AS：ST.JUDE TFGT-27A	瓣葉由外向內包覆支架，有效開口面積大，能提供較大的血液輸出量，瓣葉和支架的接觸是Tissue to Tissue 接觸面，於頂端5mm處不做縫合，讓瓣葉可以完全打開及增加瓣膜的耐久性。	使用生物心臟瓣膜可能產生的副作用包括: 心絞痛，心律不整，心內膜炎，心臟衰竭，溶血等	瓣葉由外向內包覆支架，有效開口面積大，能提供較大的血液輸出量，瓣葉和支架的接觸是Tissue to Tissue 接觸面，於頂端5mm處不做縫合，讓瓣葉可以完全打開及增加瓣膜的耐久性。	瓣葉由外向內包覆支架，有效開口面積大，能提供較大的血液輸出量，瓣葉和支架的接觸是Tissue to Tissue 接觸面，於頂端5mm處不做縫合，讓瓣葉可以完全打開及增加瓣膜的耐久性。	43613	45113	134887	FHVD1C STRCST	尺寸器及瓣膜支撐物不是無菌的，每次使用前必須清洗及滅菌;請勿使用已破裂或變形的尺寸器。請勿將未滅菌的瓣膜儲存容器外部，放進無菌區。若是產品紙盒上的運送溫度指示劑轉為紅色，或是瓣膜曾被存放於超出5~29度C的溫度範圍，則請勿使用此瓣膜。
3534	翠翡塔組織瓣膜 TRIFECTA VALVE 29MM AS：ST.JUDE TFGT-29A	TRIFECTA VALVE 29MM AS：ST.JUDE TFGT-29A	瓣葉由外向內包覆支架，有效開口面積大，能提供較大的血液輸出量，瓣葉和支架的接觸是Tissue to Tissue 接觸面，於頂端6mm處不做縫合，讓瓣葉可以完全打開及增加瓣膜的耐久性。	使用生物心臟瓣膜可能產生的副作用包括: 心絞痛，心律不整，心內膜炎，心臟衰竭，溶血等	瓣葉由外向內包覆支架，有效開口面積大，能提供較大的血液輸出量，瓣葉和支架的接觸是Tissue to Tissue 接觸面，於頂端6mm處不做縫合，讓瓣葉可以完全打開及增加瓣膜的耐久性。	瓣葉由外向內包覆支架，有效開口面積大，能提供較大的血液輸出量，瓣葉和支架的接觸是Tissue to Tissue 接觸面，於頂端6mm處不做縫合，讓瓣葉可以完全打開及增加瓣膜的耐久性。	43613	45113	134887	FHVD1C STRCST	尺寸器及瓣膜支撐物不是無菌的，每次使用前必須清洗及滅菌;請勿使用已破裂或變形的尺寸器。請勿將未滅菌的瓣膜儲存容器外部，放進無菌區。若是產品紙盒上的運送溫度指示劑轉為紅色，或是瓣膜曾被存放於超出5~30度C的溫度範圍，則請勿使用此瓣膜。

3535	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 9.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 9.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.32屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3536	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 10.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 10.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.33屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3537	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 10.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 10.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.34屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3538	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 11.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 11.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.35屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3539	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 11.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 11.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.36屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3540	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 12.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 12.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.37屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3541	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 12.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 12.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.38屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3542	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 13.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 13.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.39屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3543	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 13.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 13.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.40屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3544	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 14.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 14.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.41屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3545	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 14.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 14.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.42屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3546	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 15.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 15.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.43屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3547	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 15.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 15.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.44屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3548	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 16.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 16.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.45屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3549	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 16.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 16.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.46屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3550	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 17.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 17.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.47屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3551	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 17.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 17.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.48屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3552	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 18.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 18.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.49屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3553	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 18.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 18.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.50屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3554	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 19.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 19.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.51屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3555	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 19.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 19.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.52屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3556	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 20.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 20.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.53屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3557	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 20.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 20.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.54屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3558	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 21.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 21.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.55屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3559	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 21.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 21.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.56屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3560	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 22.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 22.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.57屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3561	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 22.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 22.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.58屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3562	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 23.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 23.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.59屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3563	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 23.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 23.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.60屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3564	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 24.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 24.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.61屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3565	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 24.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 24.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.62屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3566	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 25.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 25.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.63屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3567	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 25.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 25.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.64屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3568	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 26.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 26.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.65屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3569	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 26.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 26.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.66屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3570	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 27.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 27.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.67屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3571	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 27.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 27.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.68屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3572	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 28.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 28.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.69屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3573	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 28.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 28.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.70屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3574	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 29.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 29.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.71屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3575	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 29.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 29.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.72屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3576	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 30.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 30.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.73屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3577	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 6.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 6.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.74屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3578	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 6.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 6.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.75屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3579	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 7.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 7.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.76屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3580	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 7.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 7.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.77屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3581	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 8.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 8.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.78屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3582	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 8.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 8.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.79屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3583	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 9.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 9.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.80屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3584	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 9.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 9.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.81屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3585	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 10.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 10.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.82屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3586	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 10.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 10.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.83屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3587	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 11.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 11.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.84屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3588	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 11.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 11.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.85屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3589	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 12.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 12.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.86屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNM ULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3590	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 12.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 12.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.87屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNM ULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3591	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 13.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 13.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.88屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNM ULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3592	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 13.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 13.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.89屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNM ULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3593	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 14.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 14.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.90屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNM ULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3594	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 14.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 14.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.91屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNM ULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3595	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 15.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 15.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.92屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3596	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 15.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 15.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.93屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3597	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 16.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 16.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.94屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3598	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 16.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 16.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.95屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3599	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 17.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 17.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.96屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3600	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 17.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 17.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.97屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3601	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 18.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 18.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.98屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3602	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 18.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 18.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.99屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3603	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 19.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 19.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.100屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3604	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 19.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 19.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.101屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3605	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 20.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 20.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.102屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3606	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 20.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 20.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.103屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3607	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 21.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 21.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.104屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3608	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 21.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 21.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.105屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3609	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 22.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 22.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.106屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3610	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 22.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 22.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.107屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3611	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 23.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 23.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.108屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3612	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 23.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 23.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.109屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3613	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 24.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 24.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.110屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3614	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 24.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 24.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.111屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3615	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 25.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 25.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.112屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3616	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 25.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 25.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.113屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3617	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 26.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 26.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.114屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3618	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 26.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 26.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.115屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3619	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 27.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 27.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.116屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3620	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 27.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 27.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.117屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3621	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 28.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 28.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.118屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3622	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 28.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 28.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.119屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3623	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 29.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 29.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.120屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3624	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 29.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 29.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.121屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3625	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T3 AS:ALCON TFNT30 30.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T3 AS:ALCON TFNT30 30.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.122屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3626	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 6.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 6.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.123屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3627	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 6.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 6.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.124屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3628	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 7.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 7.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.125屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3629	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 7.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 7.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.126屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3630	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 8.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 8.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.127屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3631	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 8.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 8.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.128屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3632	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 9.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 9.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.129屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3633	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 9.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 9.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.130屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3634	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 10.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 10.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.131屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3635	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 10.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 10.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.132屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3636	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 11.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 11.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.133屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3637	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 11.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 11.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.134屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3638	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 12.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 12.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.135屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3639	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 12.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 12.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.136屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3640	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 13.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 13.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.137屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3641	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 13.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 13.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.138屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3642	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 14.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 14.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.139屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3643	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 14.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 14.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.140屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3644	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 15.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 15.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.141屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3645	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 15.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 15.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.142屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3646	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 16.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 16.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.143屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3647	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 16.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 16.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.144屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3648	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 17.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 17.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.145屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3649	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 17.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 17.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.146屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3650	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 18.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 18.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.147屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3651	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 18.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 18.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.148屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3652	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 19.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 19.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.149屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3653	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 19.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 19.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.150屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3654	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 20.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 20.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.151屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3655	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 20.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 20.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.152屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3656	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 21.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 21.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.153屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3657	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 21.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 21.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.154屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3658	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 22.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 22.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.155屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3659	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 22.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 22.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.156屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3660	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 23.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 23.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.157屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3661	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 23.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 23.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.158屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3662	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 24.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 24.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.159屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3663	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 24.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 24.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.160屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3664	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 25.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 25.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.161屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3665	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 25.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 25.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.162屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3666	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 26.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 26.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.163屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3667	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 26.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 26.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.164屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3668	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 27.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 27.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.165屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3669	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 27.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 27.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.166屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3670	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 28.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 28.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.167屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3671	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 28.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 28.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.168屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3672	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 29.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 29.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.169屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3673	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 29.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 29.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.170屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3674	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T4 AS:ALCON TFNT40 30.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T4 AS:ALCON TFNT40 30.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.171屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3675	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 6.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 6.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.172屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3676	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 6.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 6.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.173屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3677	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 7.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 7.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.174屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3678	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 7.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 7.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.175屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3679	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 8.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 8.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.176屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3680	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 8.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 8.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.177屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3681	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 9.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 9.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.178屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3682	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 9.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 9.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.179屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3683	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 10.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 10.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.180屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3684	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 10.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 10.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.181屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3685	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 11.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 11.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.182屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3686	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 11.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 11.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.183屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3687	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 12.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 12.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.184屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3688	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 12.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 12.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.185屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3689	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 13.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 13.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.186屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3690	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 13.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 13.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.187屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3691	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 14.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 14.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.188屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNM ULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3692	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 14.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 14.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.189屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNM ULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3693	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 15.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 15.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.190屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNM ULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3694	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 15.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 15.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.191屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNM ULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3695	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 16.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 16.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.192屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNM ULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3696	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 16.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 16.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.193屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNM ULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3697	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 17.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 17.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.194屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3698	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 17.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 17.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.195屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3699	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 18.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 18.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.196屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3700	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 18.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 18.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.197屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3701	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 19.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 19.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.198屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3702	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 19.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 19.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.199屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3703	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 20.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 20.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.200屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3704	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 20.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 20.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.201屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3705	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 21.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 21.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.202屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3706	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 21.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 21.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.203屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3707	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 22.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 22.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.204屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3708	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 22.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 22.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.205屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3709	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 23.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 23.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.206屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3710	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 23.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 23.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.207屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3711	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 24.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 24.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.208屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3712	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 24.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 24.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.209屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3713	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 25.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 25.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.210屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3714	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 25.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 25.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.211屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3715	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 26.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 26.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.212屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3716	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 26.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 26.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.213屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3717	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 27.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 27.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.214屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3718	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 27.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 27.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.215屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3719	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 28.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 28.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.216屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3720	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 28.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 28.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.217屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3721	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 29.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 29.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.218屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3722	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 29.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 29.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.219屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3723	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T5 AS:ALCON TFNT50 30.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T5 AS:ALCON TFNT50 30.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.220屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3724	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 6.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 6.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.221屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3725	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 6.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 6.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.222屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3726	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 7.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 7.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.223屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3727	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 7.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 7.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.224屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3728	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 8.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 8.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.225屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3729	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 8.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 8.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.226屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3730	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 9.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 9.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.227屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3731	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 9.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 9.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.228屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3732	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 10.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 10.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.229屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3733	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 10.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 10.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.230屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3734	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 11.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 11.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.231屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3735	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 11.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 11.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.232屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3736	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 12.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 12.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.233屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3737	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 12.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 12.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.234屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3738	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 13.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 13.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.235屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3739	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 13.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 13.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.236屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3740	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 14.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 14.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.237屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3741	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 14.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 14.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.238屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3742	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 15.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 15.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.239屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3743	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 15.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 15.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.240屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3744	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 16.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 16.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.241屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3745	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 16.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 16.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.242屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3746	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 17.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 17.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.243屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3747	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 17.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 17.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.244屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3748	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 18.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 18.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.245屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3749	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 18.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 18.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.246屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3750	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 19.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 19.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.247屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3751	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 19.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 19.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.248屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNM ULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3752	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 20.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 20.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.249屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNM ULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3753	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 20.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 20.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.250屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNM ULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3754	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 21.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 21.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.251屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNM ULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3755	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 21.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 21.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.252屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNM ULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3756	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 22.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 22.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.253屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNM ULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3757	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 22.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 22.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.254屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3758	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 23.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 23.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.255屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3759	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 23.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 23.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.256屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3760	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 24.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 24.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.257屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3761	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 24.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 24.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.258屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3762	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 25.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 25.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.259屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3763	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 25.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 25.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.260屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3764	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 26.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 26.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.261屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3765	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 26.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 26.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.262屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3766	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 27.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 27.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.263屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3767	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 27.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 27.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.264屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3768	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 28.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 28.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.265屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3769	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 28.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 28.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.266屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3770	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 29.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 29.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.267屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3771	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 29.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 29.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.268屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3772	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T6 AS:ALCON TFNT60 30.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T6 AS:ALCON TFNT60 30.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.269屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3773	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 6.0D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 6.0D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSNWAVEPA1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襻的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。

3774	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 6.5D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 6.5D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3775	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 7.0D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 7.0D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3776	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 7.5D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 7.5D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3777	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 8.0D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 8.0D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。

3778	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 8.5D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 8.5D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3779	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 9.0D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 9.0D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3780	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 6.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 6.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.25屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNM ULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3781	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 6.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 6.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.26屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNM ULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3782	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 7.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 7.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.27屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNM ULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。

3783	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 7.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 7.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.28屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3784	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 8.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 8.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.29屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3785	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 8.5D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 8.5D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.30屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3786	可舒締視遠中近三焦點 散光老花矯正軟式人工水晶體 T2 AS:ALCON TFNT20 9.0D	ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING INTRAOCULAR LENS T2 AS:ALCON TFNT20 9.0D	具有+2.17屈光度的中距離及+3.31屈光度的近距離矯正老花度數,並可同時矯正角膜散光,具有近中遠距離視力期待病患對於眼鏡的依賴。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，並同時矯正老花及散光之效果。	2744	2881.2	100000	FALSNMULT4A1	需於術前向手術患者說明產品相關的可能風險及效益。如同多數多焦點IOL，閱讀近距離小字體或小物體佩戴矯正鏡片的需求因人而異。
3787	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 9.5D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 9.5D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSNWAVEPA1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襻的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。

3788	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 10.0D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 10.0D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3789	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 10.5D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 10.5D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3790	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 11.0D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 11.0D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3791	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 11.5D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 11.5D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。

3792	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 12.0D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 12.0D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3793	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 12.5D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 12.5D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3794	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 13.0D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 13.0D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3795	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 13.5D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 13.5D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。

3796	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 14.0D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 14.0D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3797	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 14.5D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 14.5D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3798	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 15.0D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 15.0D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3799	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 15.5D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 15.5D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。

3800	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 16.0D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 16.0D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3801	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 16.5D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 16.5D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3802	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 17.0D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 17.0D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3803	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 17.5D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 17.5D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。

3804	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 18.0D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 18.0D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3805	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 18.5D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 18.5D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3806	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 19.0D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 19.0D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3807	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 19.5D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 19.5D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。

3808	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 20.0D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 20.0D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3809	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 20.5D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 20.5D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3810	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 21.0D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 21.0D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3811	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 21.5D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 21.5D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。

3812	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 22.0D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 22.0D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3813	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 22.5D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 22.5D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3814	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 23.0D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 23.0D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3815	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 23.5D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 23.5D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。

3816	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 24.0D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 24.0D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3817	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 24.5D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 24.5D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3818	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 25.0D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 25.0D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3819	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 25.5D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 25.5D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。

3820	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 26.0D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 26.0D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3821	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 26.5D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 26.5D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3822	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 27.0D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 27.0D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3823	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 27.5D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 27.5D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。

3824	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 28.0D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 28.0D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3825	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 28.5D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 28.5D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3826	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 29.0D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 29.0D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。
3827	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 29.5D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 29.5D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襯的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。

3828	可舒奧視預載式非球面 軟式人工水晶體 AS:ALCON AU00T0 30.0D	ACRYSOF IQ ASPHERIC IOL WITH ULTRASERT PRELOADED DELIVERY SYSTEM AS:ALCON AU00T0 30.0D	為新式的預載式系統,預先將水晶體置入預載式系統,以更便利及更有效控制的操作方式協助醫師將水晶體置入病人眼內。	若術前發現病患有角膜內皮疾病、黃斑部退化、視網膜退化、青光眼及慢性眼疾病，醫師需衡量水晶體植入之優缺點，避免無法達到病人預期之效果。	為壓克力材質、軟式、單片型、可濾藍光的預載式人工水晶體。	與健保給付品項標準球面式盤相比,此品項可以減低球面像差、以及可濾藍光，另外健保品項非預載式系統。	2744	2881.2	33000	FALSN WAVEP A1	請勿以任何方法將這些水晶體及植入系統重複消毒。人工水晶體儲存溫度不可超過45度。請勿以任何方法改變襻的形狀。僅供單次使用，使用後請丟棄預載式裝置。使用時手術室溫度應屆於18-23度。